AGRUPAC	LOTE	CODIGO UNIVERSAL	DESCRIPCION	CARACTERISTICAS TÉCNICAS
		PROTESIS PARCIAL DE CADERA		
	52	**SU.PC.SANI.04.06.00.100001**	**PROTESIS PARCIAL MONOBLOQUE / ALEACION METALICA**	Prótesis de una sola pieza que incluye el vástago y cabeza, que se articula con la cavidad cotiloidea. El modo de fijación puede ser con cemento.Composición:cromo cobalto; Recubrimiento:Sin recubrimiento. Diferentes Tallas, Longitudes del Vastago y Diametros de la cabeza. Envase unitario estéril con etiquetado en el que figure: - Denominación del artículo -Método de esterilización utilizado. -Fecha de caducidad. - Número de lote. - Referencia comercial.
AGRUPACIÓN I. PRÓTESIS CADERA BIARTICULAR CEMENTADA parcial				
1	1	**SU.PC.SANI.04.06.03.100001**	**CABEZA ALEACION METALICA**	Esfera que colocada sobre el vástago femoral se adapta al cotilo. Varias medidas, dependiendo del cuello del vástago femoral.Composición:cromo cobalto; Envase unitario estéril con etiquetado en el que figure: -Denominación del artículo -Método de esterilización utilizado. -Fecha de caducidad. -Número de lote. - Referencia comercial.
	2	**SU.PC.SANI.04.06.01.000003**	**CUPULA BIPOLAR**	Cúpula móvil metálica para articular con el acetábulo del paciente.Composición:Cromo Cobalto + polietileno; Varias medidas. Envase unitario estéril con etiquetado en el que figure: -Denominación del artículo -Método de esterilización utilizado. -Fecha de caducidad. -Número de lote. - Referencia comercial.
	3	**SU.PC.SANI.04.06.05.000003**	**VASTAGO CEMENTADO/ ALEACION METALICA**	Componente femoral de una prótesis de cadera cementada, que se adapta a la cabeza prótesica. Estos vástagos pueden ser precementados, rugosos, lisos o superpulidos. Composición:Cromo Cobalto;Posicion:ambidiestro;Curvatura:recta;Apoyo en calcar:si; Los vástagos femorales serán de diferentes tamaños para adaptarse al diámetro y longitud de la diáfisis femoral del paciente. Envase unitario estéril con etiquetado en el que figure: - Denominación del artículo -Método de esterilización utilizado. -Fecha de caducidad. - Número de lote. - Referencia comercial.
	4	**SU.PC.SANI.04.06.05.000003**	**VASTAGO CEMENTADO/ ALEACION METALICA**	Componente femoral de una prótesis de cadera cementada, que se adapta a la cabeza prótesica. Estos vástagos pueden ser precementados, rugosos, lisos o superpulidos. Composición:Cromo Cobalto;Posicion:ambidiestro;Curvatura:recta;Apoyo en calcar:no; Los vástagos femorales serán de diferentes tamaños para adaptarse al diámetro y longitud de la diáfisis femoral del paciente. Envase unitario estéril con etiquetado en el que figure: - Denominación del artículo -Método de esterilización utilizado. -Fecha de caducidad. - Número de lote. - Referencia comercial.

AGRUPAC	LOTE	CODIGO UNIVERSAL	DESCRIPCION	CARACTERISTICAS TÉCNICAS
AGRUPACIÓN II. PRÓTESIS TOTAL DE CADERA NO CEMENTADA CON PAR DE ROZAMIENTO CERÁMICA				
2	5	**SU.PC.SANI.04.06.01.100006**	**COTILO NO CEMENTADO RECUBRIMIENTO METALICO**	Componente acetabular protésico. Cúpula semiesférica, que ajusta , tornillos . Puede llevar una terminación porosa o similar, para permitir que el hueso del paciente crezca y se adhiera a la prótesis.Modo de fijación:tornillos;Composición:Titanio;Ceja antiluxante:no;Polietileno adosado:no; Varias medidas. Envase unitario estéril con etiquetado en el que figure: -Denominación del artículo -Método de esterilización utilizado. -Fecha de caducidad. -Número de lote. - Referencia comercial.
	6	**SU.PC.SANI.04.06.02.200003**	**INSERTO DE CERAMICA**	Núcleo de ceramica que se adapta al cotilo protésico. Para par de rozamiento cerámica-cerámica. Ceja antiluxante:no;SISTEMA DE FIJACION: presion;Pendiente del inserto:[0-0]; Varias medidas. Envase unitario estéril con etiquetado en el que figure: -Denominación del artículo -Método de esterilización utilizado. -Fecha de caducidad. -Número de lote. - Referencia comercial.
	7	**SU.PC.SANI.04.06.03.200002**	**CABEZA CERAMICA**	Cabezas femorales que se adaptan al vástago. Composición:cerámica. Varias medidas, dependiendo del cuello del vástago. Envase unitario estéril con etiquetado en el que figure: -Denominación del artículo -Método de esterilización utilizado. -Fecha de caducidad. -Número de lote. - Referencia comercial.
	8	**SU.PC.SANI.04.06.05.100003**	**VASTAGO NO CEMENTADO RECUBIERTO MATERIAL CERAMICO**	Componente femoral de una prótesis de cadera no cementada, que se adapta a la cabeza prótesica. Llevan un recubrimiento de hidroxiapatita y/o cerámica de alumina que permiten la integración ósea. Composición:Titanio;Posicion:ambidiestro;Curvatura:recta;Apoyo en calcar:no; Distintos tamaños, para adaptarse al diámetro y longitud de la diáfisis femoral del paciente. Envase unitario estéril con etiquetado en el que figure: -Denominación del artículo -Método de esterilización utilizado. -Fecha de caducidad. -Número de lote. - Referencia comercial.
	9	**SU.PC.SANI.04.06.05.100003**	**VASTAGO NO CEMENTADO RECUBIERTO MATERIAL CERAMICO**	Componente femoral de una prótesis de cadera no cementada, que se adapta a la cabeza prótesica. Llevan un recubrimiento de hidroxiapatita y/o cerámica de alumina que permiten la integración ósea. Composición:Titanio;Posicion:ambidiestro;Curvatura:recta;Apoyo en calcar:si; Distintos tamaños, para adaptarse al diámetro y longitud de la diáfisis femoral del paciente. Envase unitario estéril con etiquetado en el que figure: -Denominación del artículo -Método de esterilización utilizado. -Fecha de caducidad. -Número de lote. - Referencia comercial.
	10	**SU.PC.SANI.04.06.01.800001**	**TORNILLO COTILOIDEO**	Tornillos óseos o puntas, para fijación de los cotilos placas. Recubrimiento:Sin recubrimiento;Composición:Titanio; Varias medidas. Diferentes Ø. Envase unitario estéril con etiquetado en el que figure: -Denominación del artículo -Método de esterilización utilizado. -Fecha de caducidad. -Número de lote. - Referencia comercial.

AGRUPAC	LOTE	CODIGO UNIVERSAL	DESCRIPCION	CARACTERISTICAS TÉCNICAS
AGRUPACIÓN III. PRÓTESIS TOTAL DE CADERA CEMENTADA				
3	11	**SU.PC.SANI.04.06.01.100005**	**COTILO CEMENTADO DE POLIETILENO**	Componente acetabular protésico que sustituye al acetábulo.Cúpula semiesférica con o sin reborde que se mantiene en su sitio mediante un tipo de cemento epoxídico que fija el plástico al hueso. Cavidad interior que se adapta a la cabeza femoral. Ceja antiluxante:si. Material Polietileno de ultra alto peso molecular . Diámetro interno igual a la cabeza femoral a utilizar. Diámetro externo de varias medidas. Envase unitario estéril con etiquetado en el que figure: -Denominación del artículo -Método de esterilización utilizado. -Fecha de caducidad. -Número de lote. - Referencia comercial.
	12	**SU.PC.SANI.04.06.01.100005**	**COTILO CEMENTADO DE POLIETILENO**	Componente acetabular protésico que sustituye al acetábulo.Cúpula semiesférica con o sin reborde que se mantiene en su sitio mediante un tipo de cemento epoxídico que fija el plástico al hueso. Cavidad interior que se adapta a la cabeza femoral. Ceja antiluxante:no. Material Polietileno de ultra alto peso molecular . Diámetro interno igual a la cabeza femoral a utilizar. Diámetro externo de varias medidas. Envase unitario estéril con etiquetado en el que figure: -Denominación del artículo -Método de esterilización utilizado. -Fecha de caducidad. -Número de lote. - Referencia comercial.
	13	**SU.PC.SANI.04.06.03.100001**	**CABEZA ALEACION METALICA**	Esfera que colocada sobre el vástago femoral se adapta al cotilo. Varias medidas, dependiendo del cuello del vástago femoral. Composición:cromo cobalto; Envase unitario estéril con etiquetado en el que figure: -Denominación del artículo -Método de esterilización utilizado. -Fecha de caducidad. -Número de lote. - Referencia comercial.
	14	**SU.PC.SANI.04.06.05.000003**	**VASTAGO CEMENTADO/ ALEACION METALICA**	Componente femoral de una prótesis de cadera cementada, que se adapta a la cabeza prótesica. Estos vástagos pueden ser precementados, rugosos, lisos o superpulidos. Composición:Cromo Cobalto;Posicion:ambidiestro;Curvatura:recta;Apoyo en calcar:si; Los vástagos femorales serán de diferentes tamaños para adaptarse al diámetro y longitud de la diáfisis femoral del paciente. Envase unitario estéril con etiquetado en el que figure: -Denominación del artículo -Método de esterilización utilizado. -Fecha de caducidad. -Número de lote. - Referencia comercial.
	15	**SU.PC.SANI.04.06.05.000003**	**VASTAGO CEMENTADO/ ALEACION METALICA**	Componente femoral de una prótesis de cadera cementada, que se adapta a la cabeza prótesica. Estos vástagos pueden ser precementados, rugosos, lisos o superpulidos. Composición:Cromo Cobalto;Posicion:ambidiestro;Curvatura:recta;Apoyo en calcar:no; Los vástagos femorales serán de diferentes tamaños para adaptarse al diámetro y longitud de la diáfisis femoral del paciente. Envase unitario estéril con etiquetado en el que figure: -Denominación del artículo -Método de esterilización utilizado. -Fecha de caducidad. -Número de lote. - Referencia comercial.

AGRUPAC	LOTE	CODIGO UNIVERSAL	DESCRIPCION	CARACTERISTICAS TÉCNICAS
AGRUPACIÓN IV. PRÓTESIS TOTAL DE CADERA NO CEMENTADA CON PAR DE ROZAMIENTO CERÁMICA-POLIETILENO				
4	16	**SU.PC.SANI.04.06.01.100006**	**COTILO NO CEMENTADO RECUBRIMIENTO METALICO**	Componente acetabular protésico. Cúpula semiesférica, que ajusta , tornillos . Puede llevar una terminación porosa o similar, para permitir que el hueso del paciente crezca y se adhiera a la prótesis.Modo de fijación:tornillos;Composición:Titanio;Ceja antiluxante:no;Polietileno adosado:no; Varias medidas. Envase unitario estéril con etiquetado en el que figure: -Denominación del artículo -Método de esterilización utilizado. -Fecha de caducidad. -Número de lote. - Referencia comercial.
	17	**SU.PC.SANI.04.06.02.200002**	**INSERTO DE POLIETILENO**	Núcleo que se adapta al cotilo protesico.Ceja antiluxante:si;SISTEMA DE FIJACION: presion;Pendiente del inserto:[0-0]; Varias medidas. Envase unitario estéril con etiquetado en el que figure: -Denominación del artículo -Método de esterilización utilizado. -Fecha de caducidad. -Número de lote. - Referencia comercial.
	18	**SU.PC.SANI.04.06.02.200002**	**INSERTO DE POLIETILENO**	Núcleo que se adapta al cotilo protesico.Ceja antiluxante:no;SISTEMA DE FIJACION: presion;Pendiente del inserto:[0-0]; Varias medidas. Envase unitario estéril con etiquetado en el que figure: -Denominación del artículo -Método de esterilización utilizado. -Fecha de caducidad. -Número de lote. - Referencia comercial.
	19	**SU.PC.SANI.04.06.03.200002**	**CABEZA CERAMICA**	Cabezas femorales que se adaptan al vástago. Composición:cerámica. Varias medidas, dependiendo del cuello del vástago. Envase unitario estéril con etiquetado en el que figure: -Denominación del artículo -Método de esterilización utilizado. -Fecha de caducidad. -Número de lote. - Referencia comercial.
	20	**SU.PC.SANI.04.06.05.100003**	**VASTAGO NO CEMENTADO RECUBIERTO MATERIAL CERAMICO**	Componente femoral de una prótesis de cadera no cementada, que se adapta a la cabeza prótesica. Llevan un recubrimiento de hidroxiapatita y/o cerámica de alumina que permiten la integración ósea. Composición:Titanio;Posicion:ambidiestro;Curvatura:recta;Apoyo en calcar:no; Distintos tamaños, para adaptarse al diámetro y longitud de la diáfisis femoral del paciente. Envase unitario estéril con etiquetado en el que figure: -Denominación del artículo -Método de esterilización utilizado. -Fecha de caducidad. -Número de lote. - Referencia comercial.
	21	**SU.PC.SANI.04.06.05.100003**	**VASTAGO NO CEMENTADO RECUBIERTO MATERIAL CERAMICO**	Componente femoral de una prótesis de cadera no cementada, que se adapta a la cabeza prótesica. Llevan un recubrimiento de hidroxiapatita y/o cerámica de alumina que permiten la integración ósea. Composición:Titanio;Posicion:ambidiestro;Curvatura:recta;Apoyo en calcar:si; Distintos tamaños, para adaptarse al diámetro y longitud de la diáfisis femoral del paciente. Envase unitario estéril con etiquetado en el que figure: -Denominación del artículo -Método de esterilización utilizado. -Fecha de caducidad. -Número de lote. - Referencia comercial.
	22	**SU.PC.SANI.04.06.01.800001**	**TORNILLO COTILOIDEO**	Tornillos óseos o puntas, para fijación de los cotilos placas. Recubrimiento:Sin recubrimiento;Composición:Titanio; Varias medidas. Diferentes Ø. Envase unitario estéril con etiquetado en el que figure: -Denominación del artículo -Método de esterilización utilizado. -Fecha de caducidad. -Número de lote. - Referencia comercial.

AGRUPAC	LOTE	CODIGO UNIVERSAL	DESCRIPCION	CARACTERISTICAS TÉCNICAS
AGRUPACIÓN V. PRÓTESIS TOTAL DE CADERA. A NO CEMENTADA CON PAR DE ROZAMIENTO METAL-POLIETILENO				
5	23	**SU.PC.SANI.04.06.01.100006**	**COTILO NO CEMENTADO RECUBRIMIENTO METALICO**	Componente acetabular protésico. Cúpula semiesférica, que ajusta , tornillos . Puede llevar una terminación porosa o similar, para permitir que el hueso del paciente crezca y se adhiera a la prótesis.Modo de fijación:tornillos;Composición:Titanio;Ceja antiluxante:no;Polietileno adosado:no; Varias medidas. Envase unitario estéril con etiquetado en el que figure: -Denominación del artículo -Método de esterilización utilizado. -Fecha de caducidad. -Número de lote. - Referencia comercial.
	24	**SU.PC.SANI.04.06.02.200002**	**INSERTO DE POLIETILENO**	Núcleo que se adapta al cotilo protesico.Ceja antiluxante:si;SISTEMA DE FIJACION: presion;Pendiente del inserto:[0-0]; Varias medidas. Envase unitario estéril con etiquetado en el que figure: -Denominación del artículo -Método de esterilización utilizado. -Fecha de caducidad. -Número de lote. - Referencia comercial.
	25	**SU.PC.SANI.04.06.02.200002**	**INSERTO DE POLIETILENO**	Núcleo que se adapta al cotilo protesico.Ceja antiluxante:no;SISTEMA DE FIJACION: presion;Pendiente del inserto:[0-0]; Varias medidas. Envase unitario estéril con etiquetado en el que figure: -Denominación del artículo -Método de esterilización utilizado. -Fecha de caducidad. -Número de lote. - Referencia comercial.
	26	**SU.PC.SANI.04.06.03.100001**	**CABEZA ALEACION METALICA**	Esfera que colocada sobre el vastago femoral se adapta al cotilo. Varias medidas, dependiendo del cuello del vástago femoral. Composición:cromo cobalto; Envase unitario estéril con etiquetado en el que figure: -Denominación del artículo -Método de esterilización utilizado. -Fecha de caducidad. -Número de lote. - Referencia comercial.
	27	**SU.PC.SANI.04.06.05.100003**	**VASTAGO NO CEMENTADO RECUBIERTO MATERIAL CERAMICO**	Componente femoral de una prótesis de cadera no cementada, que se adapta a la cabeza prótesica. Llevan un recubrimiento de hidroxiapatita y/o cerámica de alumina que permiten la integración ósea. Composición:Titanio;Posicion:ambidiestro;Curvatura:recta;Apoyo en calcar:no; Distintos tamaños, para adaptarse al diámetro y longitud de la diáfisis femoral del paciente. Envase unitario estéril con etiquetado en el que figure: -Denominación del artículo -Método de esterilización utilizado. -Fecha de caducidad. -Número de lote. - Referencia comercial.
	28	**SU.PC.SANI.04.06.05.100003**	**VASTAGO NO CEMENTADO RECUBIERTO MATERIAL CERAMICO**	Componente femoral de una prótesis de cadera no cementada, que se adapta a la cabeza prótesica. Llevan un recubrimiento de hidroxiapatita y/o cerámica de alumina que permiten la integración ósea. Composición:Titanio;Posicion:ambidiestro;Curvatura:recta;Apoyo en calcar:si; Distintos tamaños, para adaptarse al diámetro y longitud de la diáfisis femoral del paciente. Envase unitario estéril con etiquetado en el que figure: -Denominación del artículo -Método de esterilización utilizado. -Fecha de caducidad. -Número de lote. - Referencia comercial.
	29	**SU.PC.SANI.04.06.01.800001**	**TORNILLO COTILOIDEO**	Tornillos óseos o puntas, para fijación de los cotilos placas. Recubrimiento:Sin recubrimiento;Composición:Titanio; Varias medidas. Diferentes Ø. Envase unitario estéril con etiquetado en el que figure: -Denominación del artículo -Método de esterilización utilizado. -Fecha de caducidad. -Número de lote. - Referencia comercial.

AGRUPAC	LOTE	CODIGO UNIVERSAL	DESCRIPCION	CARACTERISTICAS TÉCNICAS
AGRUPACION VI. PROTESIS PRIMARIA DE RODILLA: ESTÁNDAR				
6	30	**SU.PC.SANI.04.06.10.100017**	**COMPONENTE FEMORAL CEMENTADO C/ CONSERVACION LCP**	Componente femoral de una prótesis de rodilla cementada que preserva el lig. cruzado posterior. Posición:derecha. Diferentes composiciones.Varias medidas o tallas. Envase unitario estéril con etiquetado en el que figure: -Denominación del artículo -Método de esterilización utilizado. -Fecha de caducidad. -Número de lote. - Referencia comercial.
	31	**SU.PC.SANI.04.06.10.100017**	**COMPONENTE FEMORAL CEMENTADO C/ CONSERVACION LCP**	Componente femoral de una prótesis de rodilla cementada que preserva el lig. cruzado posterior. Posición: izquierda. Diferentes composiciones.Varias medidas o tallas. Envase unitario estéril con etiquetado en el que figure: -Denominación del artículo -Método de esterilización utilizado. -Fecha de caducidad. -Número de lote. - Referencia comercial.
	32	**SU.PC.SANI.04.06.10.100004**	**COMPONENTE FEMORAL CEMENTADO S/ CONSERVACION LCP**	Componente femoral de una prótesis de rodilla cementada, postero estabilizada. La superficie puede ir precementada, rugosa lisa o superpulida. Posición:derecha. Composición Acero inoxidable o cromo-cobalto. Varios tamaños. Envase unitario estéril con etiquetado en el que figure: -Denominación del artículo -Método de esterilización utilizado. -Fecha de caducidad. -Número de lote. - Referencia comercial.
	33	**SU.PC.SANI.04.06.10.100004**	**COMPONENTE FEMORAL CEMENTADO S/ CONSERVACION LCP**	Componente femoral de una prótesis de rodilla cementada, postero estabilizada. La superficie puede ir precementada, rugosa lisa o superpulida. Posición:izquierda. Composición Acero inoxidable o cromo-cobalto. Varios tamaños. Envase unitario estéril con etiquetado en el que figure: -Denominación del artículo -Método de esterilización utilizado. -Fecha de caducidad. -Número de lote. - Referencia comercial.
	34	**SU.PC.SANI.04.06.10.400000**	**COMPONENTE FEMORAL NO CEMENTADO C/ CONSERVACION LCP RECUBRIMIENTO METALICO**	Componente femoral de una prótesis de rodilla no cementada. La superficie de contacto con el hueso puede llevar un tratamiento de superficie poroso, microestructurado o similar para facilitar la intagración del hueso del paciente con la prótesis. Posición:derecha. El material puede ser: Acero inoxidable, cromo-cobalto, aleación de titanio con superfície madrepórica. Varios tamaños. Envase unitario estéril con etiquetado en el que figure: -Denominación del artículo -Método de esterilización utilizado. -Fecha de caducidad. -Número de lote. - Referencia comercial.
	35	**SU.PC.SANI.04.06.10.400000**	**COMPONENTE FEMORAL NO CEMENTADO C/ CONSERVACION LCP RECUBRIMIENTO METALICO**	Componente femoral de una prótesis de rodilla no cementada. La superficie de contacto con el hueso puede llevar un tratamiento de superficie poroso, microestructurado o similar para facilitar la intagración del hueso del paciente con la prótesis. Posición:izquierda. El material puede ser: Acero inoxidable, cromo-cobalto, aleación de titanio con superfície madrepórica. Varios tamaños. Envase unitario estéril con etiquetado en el que figure: -Denominación del artículo -Método de esterilización utilizado. -Fecha de caducidad. -Número de lote. - Referencia comercial.
	36	**SU.PC.SANI.04.06.14.000000**	**COMPONENTE TIBIAL CEMENTADO**	Base metálica de componente tibial para prótesis de rodilla para cementar. Posición:ambidiestra;Inserto:fijo;Tipo de inserción:quilla;Tipo de Componente: Bandeja tibial. Material Acero inoxidable o cromo-cobalto. Medidas variables. Envase unitario estéril con etiquetado en el que figure: -Denominación del artículo -Método de esterilización utilizado. -Fecha de caducidad. -Número de lote. - Referencia comercial.

AGRUPAC	LOTE	CODIGO UNIVERSAL	DESCRIPCION	CARACTERISTICAS TÉCNICAS
	37	SU.PC.SANI.04.06.12.000000	INSERTO DE POLIETILENO	Componente articular con diferentes espesores y ejes. Varias medidas. Posición:ambidiestro;Vástago central:no;Tibia:fija;Posterior estabilizada:no. Envase unitario estéril con etiquetado en el que figure: -Denominación del artículo -Método de esterilización utilizado. -Fecha de caducidad. -Número de lote. - Referencia comercial.
	38	SU.PC.SANI.04.06.12.000000	INSERTO DE POLIETILENO	Componente articular con diferentes espesores y ejes. Varias medidas. Posición:ambidiestro;Vástago central:si;Tibia:fija;Posterior estabilizada:si. Envase unitario estéril con etiquetado en el que figure: -Denominación del artículo -Método de esterilización utilizado. -Fecha de caducidad. -Número de lote. - Referencia comercial.
	39	SU.PC.SANI.04.06.13.100001	COMPONENTE ROTULIANO	Varios tamaños. Composicion:polietileno;Cementada:si. Envase unitario estéril con etiquetado en el que figure: -Denominación del artículo -Método de esterilización utilizado. -Fecha de caducidad. -Número de lote. - Referencia comercial.
AGRUPACIÓN VII. PROTESIS PRIMARIA DE RODILLA: PLATILLO FIJO Y MOVIL				
	40	SU.PC.SANI.04.06.10.100017	COMPONENTE FEMORAL CEMENTADO C/ CONSERVACION LCP	Componente femoral de una prótesis de rodilla cementada que preserva el lig. cruzado posterior. Posición:derecha. Diferentes composiciones.Varias medidas o tallas. Envase unitario estéril con etiquetado en el que figure: -Denominación del artículo -Método de esterilización utilizado. -Fecha de caducidad. -Número de lote. - Referencia comercial.
	41	SU.PC.SANI.04.06.10.100017	COMPONENTE FEMORAL CEMENTADO C/ CONSERVACION LCP	Componente femoral de una prótesis de rodilla cementada que preserva el lig. cruzado posterior. Posición: izquierda. Diferentes composiciones.Varias medidas o tallas. Envase unitario estéril con etiquetado en el que figure: -Denominación del artículo -Método de esterilización utilizado. -Fecha de caducidad. -Número de lote. - Referencia comercial.
	42	SU.PC.SANI.04.06.10.100004	COMPONENTE FEMORAL CEMENTADO S/ CONSERVACION LCP	Componente femoral de una prótesis de rodilla cementada, postero estabilizada. La superficie puede ir precementada, rugosa lisa o superpulida. Posición:derecha. Composición Acero inoxidable o cromo-cobalto. Varios tamaños. Envase unitario estéril con etiquetado en el que figure: -Denominación del artículo -Método de esterilización utilizado. -Fecha de caducidad. -Número de lote. - Referencia comercial.
	43	SU.PC.SANI.04.06.10.100004	COMPONENTE FEMORAL CEMENTADO S/ CONSERVACION LCP	Componente femoral de una prótesis de rodilla cementada, postero estabilizada. La superficie puede ir precementada, rugosa lisa o superpulida. Posición:izquierda. Composición Acero inoxidable o cromo-cobalto. Varios tamaños. Envase unitario estéril con etiquetado en el que figure: -Denominación del artículo -Método de esterilización utilizado. -Fecha de caducidad. -Número de lote. - Referencia comercial.
	44	SU.PC.SANI.04.06.10.400000	COMPONENTE FEMORAL NO CEMENTADO C/ CONSERVACION LCP RECUBRIMIENTO METALICO	Componente femoral de una prótesis de rodilla no cementada. La superficie de contacto con el hueso puede llevar un tratamiento de superficie poroso, microestructurado o similar para facilitar la intagración del hueso del paciente con la prótesis. Posición:derecha. El material puede ser: Acero inoxidable, cromo-cobalto, aleación de titanio con superfície madrepórica. Varios tamaños. Envase unitario estéril con etiquetado en el que figure: -Denominación del artículo -Método de esterilización utilizado. -Fecha de caducidad. -Número de lote. - Referencia comercial.

AGRUPAC	LOTE	CODIGO UNIVERSAL	DESCRIPCION	CARACTERISTICAS TÉCNICAS
7	45	SU.PC.SANI.04.06.10.400000	COMPONENTE FEMORAL NO CEMENTADO C/ CONSERVACION LCP RECUBRIMIENTO METALICO	Componente femoral de una prótesis de rodilla no cementada. La superficie de contacto con el hueso puede llevar un tratamiento de superficie poroso, microestructurado o similar para facilitar la intagración del hueso del paciente con la prótesis. Posición:izquierda. El material puede ser: Acero inoxidable, cromo-cobalto, aleación de titanio con superfície madrepórica. Varios tamaños. Envase unitario estéril con etiquetado en el que figure: -Denominación del artículo -Método de esterilización utilizado. -Fecha de caducidad. -Número de lote. - Referencia comercial.
	46	SU.PC.SANI.04.06.14.000000	COMPONENTE TIBIAL CEMENTADO	Base metálica de componente tibial para prótesis de rodilla para cementar. Posición:ambidiestro;Inserto:móvil;Tipo de inserción:quilla;Tipo de Componente:posterior estabilizado; Material Acero inoxidable o cromo-cobalto. Medidas variables. Envase unitario estéril con etiquetado en el que figure: -Denominación del artículo -Método de esterilización utilizado. -Fecha de caducidad. -Número de lote. - Referencia comercial.
	47	SU.PC.SANI.04.06.14.000000	COMPONENTE TIBIAL CEMENTADO	Base metálica de componente tibial para prótesis de rodilla para cementar. Posición:ambidiestro;Inserto:fijo;Tipo de inserción:quilla;Tipo de Componente:bandeja tibial; Material Acero inoxidable o cromo-cobalto. Medidas variables. Envase unitario estéril con etiquetado en el que figure: -Denominación del artículo -Método de esterilización utilizado. -Fecha de caducidad. -Número de lote. - Referencia comercial.
	48	SU.PC.SANI.04.06.12.000000	INSERTO DE POLIETILENO	Componente articular con diferentes espesores y ejes. Varias medidas. Posición:ambidiestro;Vástago central:no;Tibia:fija;Posterior estabilizada:no. Envase unitario estéril con etiquetado en el que figure: -Denominación del artículo -Método de esterilización utilizado. -Fecha de caducidad. -Número de lote. - Referencia comercial.
	49	SU.PC.SANI.04.06.12.000000	INSERTO DE POLIETILENO	Componente articular con diferentes espesores y ejes. Varias medidas. Posición:ambidiestro;Vástago central:si;Tibia:fija;Posterior estabilizada:si. Envase unitario estéril con etiquetado en el que figure: -Denominación del artículo -Método de esterilización utilizado. -Fecha de caducidad. -Número de lote. - Referencia comercial.
	50	SU.PC.SANI.04.06.12.000000	INSERTO DE POLIETILENO	Componente articular con diferentes espesores y ejes. Varias medidas. Posición:ambidiestro;Vástago central:sí;Tibia:móvil;Posterior estabilizada:sí; Envase unitario estéril con etiquetado en el que figure: -Denominación del artículo -Método de esterilización utilizado. -Fecha de caducidad. -Número de lote. - Referencia comercial.
	51	SU.PC.SANI.04.06.13.100001	COMPONENTE ROTULIANO	Varios tamaños. Composicion:polietileno;Cementada:si. Envase unitario estéril con etiquetado en el que figure: -Denominación del artículo -Método de esterilización utilizado. -Fecha de caducidad. -Número de lote. - Referencia comercial.