ANEXO B DE ADJUDICACIÓN

3. VALORACION CARACTERISTICAS TECNICAS EQUIPAMIENTO DE CESION OBLIGATORIA		PUNTOS
ELEKTA MEDICAL, S.A.U.	El **equipo de carga diferida, para realización de carga de semillas radiactivas de I-125 y especiadores dentro de la próstata para la conformación de los trenes para tratamiento**, lo oferta con máxima automatización, de modo que tanto el cartucho de semillas con el de espaciadores se inserta directamente en el sistema, que conforma los trenes de semillas/separadores y los dispensa introduciéndolos en la próstata. Ello minimiza la manipulación de las fuentes radiactivas por parte del trabajador. El sistema realiza un chequeo de que el tren montado de semillas espaciadores coincide con el planificado. Además, el sistema verifica que la actividad de cada semilla está dentro del rango de valores previstos. Todos estos aspectos redundan de modo significativo en la precisión del implante, así como en la seguridad del tratamiento. **El sistema de control de calidad de las semillas**, cabe destacar que se proporciona un cartucho de 10 semillas de la misma serie que las remitidas para efectuar el implante, a efectos de poder verificar con exactitud de forma previa al implante la actividad de la semilla. **El sistema de estabilización de la sonda de ecógrafo**, cabe destacar que permite el anclaje al suelo y a la mesa quirúrgica, con lo cual aporta mayor versatilidad a la hora de hacer el implante para adaptarse a las diferentes anatomías del paciente.	15
ECKERT & ZIEGLER IBERIA, S.L.U.	El **equipo de carga diferida, para realización de carga de semillas radiactivas de I-125 y especiadores dentro de la próstata para la conformación de los trenes para tratamiento**, dispone de un menor grado de automatización que la otra oferta valorada, dado que el personal asistencial ha de cortar y montar el tren de semillas y espaciadores, e introducirlo manualmente en la próstata. Ello supone un mayor grado de manipulación de las fuentes radiactivas por parte del trabajador. A diferencia de la otra oferta , el sistema no realiza un chequeo de que el tren montado de semillas espaciadores coincide con el planificado, ni valida que la actividad de cada semilla está dentro del rango de valores previstos, lo cual puede suponer menor grado en la precisión del implante, así como en la seguridad del tratamiento. **El sistema de control de calidad de las semillas**, No se indica que se proporcione un cartucho de 10 semillas de la misma serie que la remitidas para efectuar el implante, a efectos de poder verificar con exactitud de forma previa al implante la actividad de la semilla. **El sistema de estabilización de la sonda de ecógrafo**, señalar que sólo permite el anclaje al suelo pero no a la mesa quirúrgica, con lo cual aporta menor versatilidad frente a la otra oferta a la hora de hacer el implante para adaptarse a las diferentes anatomías del paciente.	8
4. CARACTERISTICAS TECNICAS Y FUNCIONALES DE LAS SEMILLAS DE YODO		PUNTOS
ELEKTA MEDICAL, S.A.U.	Respecto a características adicionales valorables, como se ha indicado en el apartado de quipo de carga diferida, se dispone de un sistema totalmente automatizado para la composición y carga de las semillas. Asimismo, señalar que las semillas no están unidas mediante separadores, sino sueltas, y los separadores se encuentran en cartucho independiente, realizándose un ensamblaje automático en el equipo dispensador, con equivalencia total a las semillas unidas mediante separadores. Como característica adicional cabe destacar que el máximo de semillas por cartucho es de 100, con lo cual en la mayoría de pacientes se usa un solo cartucho, dado que la media de nuestros pacientes varía entre 65 y 100 semillas. Este hecho facilita una mejor trazabilidad de los cartuchos (comprobación de actividad y lotes)	5
ECKERT & ZIEGLER IBERIA, S.L.U.	Respecto a características adicionales valorables, como se ha indicado en el apartado de equipo de carga diferida, no se dispone de un sistema totalmente automatizado para la composición y carga de las semillas. Asimismo, señalar que las semillas están unidas mediante separadores. Como característica adicional señalar que el máximo de semillas por cartucho es de 70, con lo cual en la mayoría de pacientes se precisan dos cartuchos, dado que la media de nuestros pacientes varía entre 65 y 100 semillas. Este hecho obliga a comprobar la trazabilidad en más de un cartucho por paciente (comprobación de actividad y lotes), lo que supone mayor riesgo de error en la vigilancia de la trazabilidad de la actividad de la fuente.	3