ANEXO I A RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN P.A. 4/2018

Lote	Clasificación Universal	GC	Nombre	Empresa	Referencia	CIP	MUY BUENO (20 Puntos)	Observaciones	ADECUADO (10 Puntos)	Observaciones	INADECUADO (5 Puntos)	Observaciones	Total Puntuación Técnica	Oferta Económica	Puntuación Oferta Económica	Total Puntuación
1	SU.PC.SANI.01.25.00.209000	B56587	BOLSA TRANSFERENCIA 400ml. - GC	GRIFOLS MOVACO, S.A.	720434	100002807567	20	Unica oferta cumple caracteristicas técnicas, según se recoge en el Anexo I al PPT					20	2,150000 €	80	100,00
2	SU.PC.SANI.01.25.00.407000	C27171	BOLSA CRIOPRESERVACION CELULAR 750ml.-Temperatura Máx.:-196ºC;Fotoprotector:no;	DIAGNOSTICA LONGWOOD SL	OB CS750N	100022156603					5	Bolsa para criopreservacion de celulas y tejido con tres puertos para punción. No presenta envasado unitario esteril, como se solicita, sino envasado de seis bolsas lo que supone perdida de esterilidad una vez abierto el envase con el consiguiente aumento del gasto.	5			La oferta técnica no supera el umbral minimo establecido
2	SU.PC.SANI.01.25.00.407000	C27171	BOLSA CRIOPRESERVACION CELULAR 750ml.-Temperatura Máx.:-196ºC;Fotoprotector:no;	MACO SPANIA S.L.	GSR7001AU	100022155097	20	Bolsa para criopresevacion de celulas y tejidos, presenta tres puertos de puncion para la conexion de celulas y solucion de criopreservación. Presenta como mejora significativa bolsa accesoria o secundaria los que segura la esterilidad del preparado en caso de sufrir rotura de la bolsa primaria.					20	22,900000 €	80	100,00
2	SU.PC.SANI.01.25.00.407000	C27171	BOLSA CRIOPRESERVACION CELULAR 750ml.-Temperatura Máx.:-196ºC;Fotoprotector:no;	MILTENYI BIOTEC,S.L.	200-074-403	100022155693		No se puede valorar la oferta por no haber subsanado en el plazo otorgado conforme al punto 7.2.1 del PCAP. La oferta presentada no se encuentra asociada al codigo generico solicitado.					0			
3	SU.PC.SANI.01.25.00.500002	B38856	EQ.TRASVASE BOLSA A BOLSA - GC					No hay ofertas		No hay ofertas		No hay ofertas				DESIERTO
4	SU.PC.SANI.01.25.00.500000	B47237	PUNZON BOLSA SANGRE CON PUNTO INYECCION - GC	FRESENIUS KABI ESPAÑA S.A	R6R1401	100113392972			10	Punzon con conexión luer-lock y tapon con punto de inyección, facilita la conexión de soluciones en los equipos de aferesis. No presenta mejoras como disponer de sistema de sujeccion ranurado dificultando la sujeccion y ademas presenta un zona flexible lo que puede producir acodamiento evitando realizar correctamente la tecnica.			10	1,100000 €	80,00	90,00
4	SU.PC.SANI.01.25.00.500000	B47237	PUNZON BOLSA SANGRE CON PUNTO INYECCION - GC	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	AIN069011	100014766757	20	Punzon con conexión luer lock y con tapon para punto de inyeccion lo que facilita la conexión de soluciones en los equipos de aferesis. Presenta como mejora sistema de sujeccion ranurado lo que facilita su agarre.					20	1,136000 €	77,46	97,46
5	SU.PC.SANI.01.25.01.102000	B48326	EQ. ADMINISTRACION SANGRE - GC					No hay ofertas		No hay ofertas		No hay ofertas				DESIERTO
6	SU.PC.SANI.01.25.01.105000	B49625	EQ. ADMINISTRACION SANGRE C/ SIST. BOMBEO - GC	HOSPIRA PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HOSPITALARIOS, S.L.	14204	100076139483	20	Unica oferta cumple caracteristicas técnicas, según se recoge en el Anexo I al PPT					20	7,870000 €	80	100,00
7	SU.PC.SANI.01.25.01.400004	E20267	EQ. AFERESIS CERRADO/ LEUCOFERESIS-Eq. compatible:spectra optia: separador celular por centrifugación;Sistema de punción:doble punción;					No hay ofertas		No hay ofertas		No hay ofertas				DESIERTO
8	SU.PC.SANI.01.25.01.400003	B50789	EQ. AFERESIS CERRADO/ PLAQUETOFERESIS-Sistema de punción:unipunción;	FERRER FARMA, S.A.	1290053	100002654512	20	Unica oferta cumple caracteristicas técnicas, según se recoge en el Anexo I al PPT					20	114,000000 €	80	100,00

Lote	Clasificación Universal	GC	Nombre	Empresa	Referencia	CIP	MUY BUENO (20 Puntos)	Observaciones	ADECUADO (10 Puntos)	Observaciones	INADECUADO (5 Puntos)	Observaciones	Total Puntuación Técnica	Oferta Económica	Puntuación Oferta Económica	Total Puntuación
9	SU.PC.SANI.01.25.01.400006	B50648	ERITROFERESIS TERAPEUTICA-Tipo de separador:haemonetics mcs+ system;Nº Bolsas satélite:[3-3];Capacidad del filtro:[20-20];	FERRER FARMA, S.A.	1290070	100002805749	20	Unica oferta cumple caracteristicas técnicas, según se recoge en el Anexo I al PPT					20	80,000000 €		DESIERTO
10	SU.PC.SANI.01.25.07.000001	B94466	PULSERA IDENTIFICACION PARA TRANSFUSIONES IMPRESION TERMICA-Sistema de identificación:barras;	DISTRIBUIDORA DE ANALITICA PARA LA MEDICINA IBERICA, S.A.	HCDBANDA 250 unidades	100014252968	20	Pulsera de impresion termica sobre banda de seguridad con cierre adhesivo siendo un elemento de seguridad ya que facilita su retirada sin elementos cortantes.					20	0,794000 €	80	100,00
10	SU.PC.SANI.01.25.07.000001	B94466	PULSERA IDENTIFICACION PARA TRANSFUSIONES IMPRESION TERMICA-Sistema de identificación:barras;	GRIFOLS MOVACO, S.A.	574242	100095238301					5	Pulsera de impresion termica sobre banda de seguridad, presenta cierre mediante clip lo que supone para su retirada el uso de elementos cortantes pudiendo producir lesiones en el paciente.	5			La oferta técnica no supera el umbral minimo establecido
11	SU.PC.SANI.01.25.07.000000	B44263	PULSERA IDENTIFICACION PARA TRANSFUSIONES-Sistema de identificación:barras;	DISTRIBUIDORA DE ANALITICA PARA LA MEDICINA IBERICA, S.A.	HCDBANDA 100 unidades	100029248932	20	Pulsera para la seguridad transfunsional, con cierre inviolable , presenta mejoras como el diseño en el que se aprecia de forma clara los datos tanto del paciente como de la muestra sanguinea evitando errores de identificación, incorpora en la parte central información de su uso exclusivo por parte del servicio de tansfusiones sanguineas, facilitando la seguridad de uso.					20	0,840000 €	80	100,00
11	SU.PC.SANI.01.25.07.000000	B44263	PULSERA IDENTIFICACION PARA TRANSFUSIONES-Sistema de identificación:barras;	GRIFOLS MOVACO, S.A.	574396	100089709453					5	Pulsera para la identificacion transfusional, no presenta mejoras, diseño que no facilita la identificacion del apaciente ya que el espacio de escritura es muy pequeño pudiendo llevar a errores. A simple vista no se aprecia el uso al que va destinado (transfusion sanguinea) este esta indicado en una tira anexa, lo que puede inducir a errores de seguridad.	5			La oferta técnica no supera el umbral minimo establecido