INFORME DE VALORACION DE CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS

PLS: CÓRDOBA

OBJETO DEL CONTRATO: Sum. Laparoscopia con cesión de uso mat reutilizable (01.01)(01.13)

Nº de EXPEDIENTE: 528/2018 (PA 31/18)

Agr	Lote	Clasificación	GC	Denominación	UdsLic	PreLicIVA	IMPORTE LICIT. SIN IVA	Proveedor	Var	Referencia	OBSERVACIONES CAJAS DE INSTRUMENTAL	Puntos	OBSERVACIONES MATERIAL FUNGIBLE	Puntos FUNGIBLE	PUNTOS PONDERADOS FUNGIBLE DE LA AGRUPACIÓN	PUNTOS TOTALES
1	1	SU.PC.SANI.01.01.5 0.100000	D44167	CIA: LAPAROSCOPIA ABDOMINAL-GC	2.400	199,650000	396.000,00	APPLIED MEDICAL DISTRIBUTION EROPE BV SUCURSAL EN ESPAÑA	OB	REF.- KE3118	EL INSTRUMENTAL OFERTADO NO ES EL DE LA GAMA MÁS ALTA DISPONIBLE DE LA MARCA STORZ. PORTA Y CONTRAPORTAS SON ADECUADOS, CON BUEN SISTEMA DE CIERRE Y FUERZA DE LA PUNTA MUY FIRME. EL GANCHO DISPONE DE CURVA EN S QUE LO HACE ADECUADO. LOS MANGOS SON POCO ERGONÓMICOS PARA TODO TIPO DE TAMAÑO DE MANOS, EL TIPO DE SISTEMA DE CIERRE EN CREMALLERA OFERTADO ESTIMAMOS SE HA QUEDADO OBSOLETO Y NO RESULTA CÓMODO PARA TRABAJAR AL DIFICULTAR LAS MANIOBRAS. LA PINZA ATRAUMÁTICA DISPONE DE APERTURA UNILATERAL, CUANDO RESULTA MÁS ADECUADA A NUESTRA PRÁCTICA CLÍNICA LA BILATERAL	7	EN RELACIÓN A LOS TRÓCARES ÓPTICOS, DISPONEN DE UNA BUENA VÁLVULA, EL CABEZAL DEL TRÓCAR ES MUY GRANDE, LO QUE DIFICULTA LAS CIRUGÍAS AL DISPONER DE MENOS ESPACIO PARA LA INTRODUCCIÓN DE TRÓCARES ADICIONALES. EL SISTEMA DE AGARRE ES ALGO DÉBIL, CON LO QUE MÁS FÁCILMENTE SE SALEN DE LA PARED. LA PUNTA DE LA CÁNULA ES AFILADA O AGUDA, CON MAYOR POSIBILIDAD DE LESIÓN EN LA INTRODUCCIÓN. ADEMÁS EXISTE MAYOR DISTANCIA ENTRE LA PUNTA DE LA CÁNULA DEL TRÓCAR ÓPTICO Y LA PROPIA ÓPTICA DE LAPAROSCOPIA, LO QUE PUEDE AFECTAR A LA SEGURIDAD DE LA VISIÓN DURANTE LA INTRODUCCIÓN. RESPECTO A LA TIJERA, ES DE UN SÓLO USO, DISPONE DE RAMA LARGA, ES ERGONÓMICA Y TIENE BUEN SISTEMA DE CORTE, AUNQUE LA PROTECCIÓN DEL MANGO DE LA TIJERA ES DÉBIL Y TIENDE A SOLTARSE. LOS TRÓCARES DE HASSON TIENEN BUENA VÁLVULA, BUEN SISTEMA DE AGARRE, PUNTA DE LA CÁNULA ROMA ADECUADA. PRESENTA UNA OFERTA VARIANTE EN LA QUE EN LOS TROCARES SE PUEDE ENTRAR CON ÓPTICAS DE 5, LO QUE NO SUPONE VALOR AÑADIDO A NUESTRA PRÁCTICA CLÍNICA	7		
1	1	SU.PC.SANI.01.01.5 0.100000	D44167	CIA: LAPAROSCOPIA ABDOMINAL-GC	2.400	199,650000		APPLIED MEDICAL DISTRIBUTION EROPE BV SUCURSAL EN ESPAÑA	V1	REF.- KE3119				7		
1	2	SU.PC.SANI.01.01.5 0.100000	**F34183**	CIA: LAPAROSCOPIA ABDOMINAL-CON TRÓCAR HASSON	800	199,650000	132.000,00	APPLIED MEDICAL DISTRIBUTION EROPE BV SUCURSAL EN ESPAÑA	OB	REF.- KE3120				7		
1	2	SU.PC.SANI.01.01.5 0.100000	**F34183**	CIA: LAPAROSCOPIA ABDOMINAL-CON TRÓCAR HASSON	800	199,650000		DISTRIBUTION EROPE BV SUCURSAL EN	V1	REF.- KE3121				7		
1	3	SU.PC.SANI.01.13.0 0.100066		EQUIPO DE TROCAR VIDEOCIRUGÍA 5mm	160	39,930000	5.280,00	DISTRIBUTION EROPE BV SUCURSAL EN ESPAÑA	OB	REF.- CTF12 / CIP.- 100069637002				7		
1	4	SU.PC.SANI.01.13.0 0.100067		EQUIPO DE TROCAR VIDEOCIRUGIA 12mm	40	52,030000	1.720,00	DISTRIBUTION EROPE BV SUCURSAL EN	OB	REF.- CTF75 / CIP.- 100086570942				7		
1	5	SU.PC.SANI.01.13.0 0.100049		TROCAR VIDEOCIRUGIA OPTICO 10-12mm.Ø	1.662	32,670000	44.874,00	DISTRIBUTION EROPE BV SUCURSAL EN	OB	REF.- CTF73 / CIP.- 100024838491				7		
1	6	SU.PC.SANI.01.13.0 0.100050		TROCAR VIDEOCIRUGIA OPTICO 5mm.Ø	1.452	27,830000	33.396,00	DISTRIBUTION EROPE BV SUCURSAL EN	OB	REF.- CTF03 / CIP.- 100024838299				7		
1	7	SU.PC.SANI.01.13.0 0.100013		TROCAR VIDEOCIRUGIA 10-12MM Ø C/ BALON Y S. FIJACION	170	51,763800	7.272,60	DISTRIBUTION EROPE BV SUCURSAL EN	OB	REF.- C0R47 / CIP.- 100016833332				14		
1	8	SU.PC.SANI.01.13.0 0.100047		CANULA VIDEOCIRUGIA/ Acero inoxidable-	1.548	20,570000	26.316,00	DISTRIBUTION EROPE BV SUCURSAL EN	OB	REF.- CTS22 / CIP.- 100069305352				7		
1	9	SU.PC.SANI.01.13.0 0.100047		CANULA VIDEOCIRUGIA/ Acero inoxidable-	616	20,570000	10.472,00	APPLIED MEDICAL DISTRIBUTION EROPE BV SUCURSAL EN	OB	REF.- CTS02 / CIP.- 100069305150				7	7,08	14,08
1	1	SU.PC.SANI.01.01.5 0.100000	D44167	CIA: LAPAROSCOPIA ABDOMINAL-GC	2.400	199,650000	396.000,00	DISMEVAL S.L.	OB	REF.- KIT-LAP512D	EL INSTRUMENTAL OFERTADO ES DE MARCA OLYMPUS, DE GAMA DE CALIDAD ALTA. PORTA Y CONTRAPORTAS SON MUY ERGONÓMICOS, CON MUY BUEN AGARRE Y MANGO FÁCIL DE MANEJAR, RESULTAN MUY ADECUADOS. EL GANCHO ES DE TAMAÑO CORRECTO Y DE ÁNGULO RECTO CON INCLINACIÓN DEL EJE, ADEMÁS DISPONE DE PROTECCIÓN CERÁMICA CON LO QUE SU DURABILIDAD ES MAYOR Y SU POSIBILIDAD DE DAÑO INADVERTIDO ES MÁS BAJA, AL SER MAS AUTRAMÁTICO, CON LO QUE RESULTA MUY ADECUADO. LOS MANGOS SON ERGONÓMICOS PARA TODO TIPO DE TAMAÑO DE MANOS, CON SISTEMA DE CIERRE EN CREMALLERA QUE SE AJUSTA A LAS NECESIDADES, Y QUE RESULTA CÓMODO PARA TRABAJAR. LA PINZA ATRAUMÁTICA DISPONE DE APERTURA BILATERAL, QUE RESULTA MÁS ADECUADA A NUESTRA PRÁCTICA CLÍNICA QUE LA UNILATERAL. COMO MEJORA EN TODAS LAS CAJAS SE OFERTAN PINZAS COMPLETAS CON MANGOS ERGONÓMICOS ESTÁNDAR Y ADICIONALMENTE SE INCLUYEN 72 MANGOS ERGONÓMICOS DE TAMAÑO PEQUEÑO CON CONEXIÓN MONOPOLAR Y SIN CREMALLERA	20	EN RELACIÓN A LOS TRÓCARES ÓPTICOS, DISPONEN DE UNA BUENA VÁLVULA, EL CABEZAL DEL TRÓCAR ES DE TAMAÑO INTERMEDIO, LO QUE ES MÁS CORRECTO QUE EL DE TAMAÑO GRANDE PARA LA INTRODUCCIÓN DE TRÓCARES ADICIONALES. SIENDO EL SISTEMA DE AGARRE MUY ADECUADO, CON LO QUE DIFICILMENTE SE SALEN DE LA PARED. LA PUNTA DE LA CÁNULA ES AFILADA O AGUDA, CON MAYOR POSIBILIDAD DE LESIÓN EN LA INTRODUCCIÓN. EXISTE DISTANCIA CORRECTA ENTRE LA PUNTA DE LA CÁNULA DEL TRÓCAR ÓPTICO Y LA PROPIA ÓPTICA DE LAPAROSCOPIA, LO QUE RESULTA ADECUADO PARA LA SEGURIDAD DE LA VISIÓN DURANTE LA INTRODUCCIÓN. RESPECTO A LA TIJERA, ES REUSABLE, Y DISPONE DE RAMA LARGA Y APERTURA CORRECTA, CON MUY BUENA CAPACIDAD DE CORTE. EL MANGO DE LA TIJERA RESULTA MUY ERGONÓMICO. LOS TRÓCARES DE HASSON TIENEN VÁLVULA ADECUADA, EL SISTEMA DE AGARRE RESULTA ADECUADO, EL BALÓN SE DEFORMA CON GRAN FACILIDAD, LA PUNTA DE LA CÁNULA ES AGUDA, LO QUE PUEDE OCASIONAR LESIONES. DISPONE DE REDUCTOR PARA ÓPTICA DE 5 QUE ES INTERESANTE PARA INTERCAMBIAR LAS ÓPTICAS EN EL MISMO ACTO QUIRÚRGICO.	14		
1	2	SU.PC.SANI.01.01.5 0.100000	**F34183**	CIA: LAPAROSCOPIA ABDOMINAL-CON TRÓCAR HASSON	800	199,650000	132.000,00	DISMEVAL S.L.	OB	REF.- KIT-LAP512H				14		
1	3	SU.PC.SANI.01.13.0 0.100066		EQUIPO DE TROCAR VIDEOCIRUGÍA 5mm	160	39,930000	5.280,00	DISMEVAL S.L.	OB	REF.- BLT305D CIP.- 100125802834				14		
1	4	SU.PC.SANI.01.13.0 0.100067		EQUIPO DE TROCAR VIDEOCIRUGÍA 12mm	40	52,030000	1.720,00	DISMEVAL S.L.	OB	REF.- BLT312D / CIP 100125802935				14		
1	5	SU.PC.SANI.01.13.0 0.100049		TROCAR VIDEOCIRUGIA OPTICO 10-12mm.Ø	1.662	32,670000	44.874,00	DISMEVAL S.L.	OB	REF.- BLT312 / CIP.- 100125803046				14		
1	6	SU.PC.SANI.01.13.0 0.100050		TROCAR VIDEOCIRUGIA OPTICO 5mm.Ø	1.452	27,830000	33.396,00	DISMEVAL S.L.	OB	REF.- BLT305 / CIP.- 100125812835				14		
1	7	SU.PC.SANI.01.13.0 0.100013		TROCAR VIDEOCIRUGIA 10-12MM Ø C/ BALON Y S. FIJACION	170	51,763800	7.272,60	DISMEVAL S.L.	OB	REF.- ST-DT-BH1210 / CIP.- 100125863244				7		
1	8	SU.PC.SANI.01.13.0 0.100047		CANULA VIDEOCIRUGIA/ Acero inoxidable-	1.548	20,570000	26.316,00	DISMEVAL S.L.	OB	REF.- BLT312S / CIP.- 100125803147				14		
1	9	SU.PC.SANI.01.13.0 0.100047		CANULA VIDEOCIRUGIA/ Acero inoxidable-	616	20,570000	10.472,00	DISMEVAL S.L.	OB	REF.- BLT305S / CIP.- 100125812936				14	13,92	33,92
1	1	SU.PC.SANI.01.01.5 0.100000	D44167	CIA: LAPAROSCOPIA ABDOMINAL-GC	2.400	199,650000	396.000,00	MEDTRONIC IBÉRICA, S.A.	OB	REF.- KIT00968	EL INSTRUMENTAL OFERTADO ES DE DOS MARCAS Y CALIDADES DISTINTAS (ONE WORLD Y STORZ). NO ES EL DE LA GAMA MÁS ALTA DISPONIBLE DE LA MARCA STORZ. PORTA Y CONTRAPORTAS SON ADECUADOS, CON BUEN SISTEMA DE CIERRE Y FUERZA DE LA PUNTA MUY FIRME. EL GANCHO ES PEQUEÑO Y DE ÁNGULO RECTO, LO QUE DIFICULTA SU USO. LOS MANGOS DISPONEN DE MECANISMOS DE UNIÓN DÉBILES, SON POCO ERGONÓMICOS PARA TODO TIPO DE TAMAÑO DE MANOS, CON SISTEMA DE CIERRE EN CREMALLERA QUE ESTIMAMOS SE HA QUEDADO OBSOLETO Y QUE NO RESULTA CÓMODO PARA TRABAJAR AL DIFICULTAR LAS MANIOBRAS. LA PINZA ATRAUMÁTICA DISPONE DE APERTURA BILATERAL, QUE RESULTA MÁS ADECUADA A NUESTRA PRÁCTICA CLÍNICA QUE LA UNILATERAL. EL SISTEMA DE GIRO DEL MANGO ES MUY RÍGIDO, LO QUE DIFICULTA SU USO. OFERTAN CAJA DE RESERVA BÁSICA EN LOS CENTROS PARA CUBRIR UNA REPOSICIÓN INMEDIATA. AL OFERTAR EN EL KIT DE LOS LOTES 1 Y 2 LA TIJERA DE UN SÓLO USO, APORTAN TANTO TIJERA INVENTARIABLE COMPLETA COMO TIJERA CON PUNTA DESECHABLE PARA LOS CASOS EXCEPCIONALES. ADEMÁS OFERTAN SIN COSTE UNA PINZA BIPOLAR	7	EN RELACIÓN A LOS TRÓCARES ÓPTICOS, DISPONEN DE UNA BUENA VÁLVULA, EL CABEZAL DEL TRÓCAR ES MUY PEQUEÑO, LO QUE FACILITA LA MANIOBRABILIDAD EN LAS CIRUGÍAS A MEDIDA QUE AUMENTA EL NÚMERO DE TRCÓCARES A INTRODUCIR, SIENDO EL SISTEMA DE AGARRE MUY ADECUADO, CON LO QUE DIFICILMENTE SE SALEN DE LA PARED. LA PUNTA DE LA CÁNULA ES ADECUADA, SIN SER DEMASIADO AFILADA, CON MENOR POSIBILIDAD DE LESIÓN EN LA INTRODUCCIÓN. ES UN TRÓCAR QUE OCUPA MUY POCO VOLUMEN Y DE POCO PESO, LO QUE FACILITA LA MANIOBRABILIDAD EN EL CAMPO QUIRÚRGICO. ADEMÁS EXISTE DISTANCIA ADECUADA ENTRE LA PUNTA DE LA CÁNULA DEL TRÓCAR ÓPTICO Y LA PROPIA ÓPTICA DE LAPAROSCOPIA, LO QUE PROPORCIONA SEGURIDAD DE LA VISIÓN DURANTE LA INTRODUCCIÓN. RESPECTO A LA TIJERA, ES DE UN SÓLO USO, DISPONE DE RAMA LARGA, NO RESULTA MUY ERGONÓMICA AL SER DURA, ADEMÁS LA PUNTA DE LA TIJERA AUNQUE TIENE BUEN SISTEMA DE CORTE, ABRE POCO, LO QUE DIFICULTA EL CORTE DE ESTRUCTURAS DE MAYOR GROSOR. LOS TRÓCARES DE HASSON TIENEN BUENA VÁVULA, BUEN SISTEMA DE AGARRE, PUNTA DE LA CÁNULA ROMA ADECUADA, DISPONIENDO DE REDUCTOR PARA ÓPTICA DE 5 QUE ES INTERESANTE PARA INTERCAMBIAR LAS ÓPTICAS EN EL MISMO ACTO QUIRÚRGICO.	14		
1	2	SU.PC.SANI.01.01.5 0.100000	**F34183**	CIA: LAPAROSCOPIA ABDOMINAL-CON TRÓCAR HASSON	800	199,650000	132.000,00	MEDTRONIC IBÉRICA, S.A.	OB	REF.- KIT00969				14		
1	3	SU.PC.SANI.01.13.0 0.100066		EQUIPO DE TROCAR VIDEOCIRUGÍA 5mm	160	39,930000	5.280,00	MEDTRONIC IBÉRICA, S.A.	OB	REF.- ONB5STF2C / CIP.- 100120884352				20		
1	4	SU.PC.SANI.01.13.0 0.100067		EQUIPO DE TROCAR VIDEOCIRUGÍA 12mm	40	52,030000	1.720,00	MEDTRONIC IBÉRICA, S.A.	OB	REF.- KIT00532V / CIP.- 100126212977				20		
1	5	SU.PC.SANI.01.13.0 0.100049		TROCAR VIDEOCIRUGIA OPTICO 10-12mm.Ø	1.662	32,670000	44.874,00	MEDTRONIC IBÉRICA, S.A.	OB	REF.- ONB12STF / CIP 100080923517				20		
1	6	SU.PC.SANI.01.13.0 0.100050		TROCAR VIDEOCIRUGIA OPTICO 5mm.Ø	1.452	27,830000	33.396,00	MEDTRONIC IBÉRICA, S.A.	OB	REF.- ONB5STF / CIP.- 100071047358				20		
1	7	SU.PC.SANI.01.13.0 0.100013		TROCAR VIDEOCIRUGIA 10-12MM Ø C/ BALON Y S. FIJACION	170	51,763800	7.272,60	MEDTRONIC IBÉRICA, S.A.	OB	REF.- OMS-T12BT / CIP.- 100005775537				20		
1	8	SU.PC.SANI.01.13.0 0.100047		CANULA VIDEOCIRUGIA/ Acero inoxidable-	1.548	20,570000	26.316,00	MEDTRONIC IBÉRICA, S.A.	OB	REF.- UNVCA5STF / CIP 100097405794				20		
1	9	SU.PC.SANI.01.13.0 0.100047		CANULA VIDEOCIRUGIA/ Acero inoxidable-	616	20,570000	10.472,00	MEDTRONIC IBÉRICA, S.A.	OB	REF.- UNVCA12STF / CIP.- 100102522489				20	15,18	22,18

Agr	Lote	Clasificación	GC	Denominación	UdsLic	PreLicIVA	IMPORTE LICIT. SIN IVA	Proveedor	Var	Referencia	OBSERVACIONES CAJAS DE INSTRUMENTAL	Puntos	OBSERVACIONES MATERIAL FUNGIBLE	Puntos FUNGIBLE	PUNTOS PONDERADOS FUNGIBLE DE LA AGRUPACIÓN	PUNTOS TOTALES
1	1	SU.PC.SANI.01.01.5 0.100000	D44167	CIA: LAPAROSCOPIA ABDOMINAL-GC	2.400	199,650000	396.000,00	PRIM S.A.	OB	REF.- LAP-201B	EL INSTRUMENTAL OFERTADO ES DE CUATRO MARCAS Y CALIDADES DISTINTAS A ESCOGER (MICROFRANCE, CAREFUSION, CODMAN E ÍNTEGRA), PUDIÉNDOSE COMBINAR SEGÚN ELECCIÓN DE LOS SERVICIOS. DADO QUE LA OPCIÓN QUE CONSIDERAMOS MÁS ADECUADA A NUESTRAS NECESIDADES ES LA CAREFUSION, VA A SER LA QUE VALOREMOS, PUES SE CONSIDERAN PEORES LAS OTRAS TRES OPCIONES. PORTA Y CONTRAPORTAS NO RESULTAN ADECUADOS, EL SISTEMA DE CIERRE RESULTA MUY DÉBIL Y LA FUERZA DE LA PUNTA ES ESCASA. EL GANCHO ES DE TAMAÑO CORRECTO Y DE ÁNGULO RECTO CON INCLINACIÓN DEL EJE, CON LO QUE RESULTA ADECUADO, LA PROTECCIÓN DEL GANCHO ES PLÁSTICA Y POR TANTO DÉBIL. LOS MANGOS SON ERGONÓMICOS PARA TODO TIPO DE TAMAÑO DE MANOS, CON SISTEMA DE CIERRE EN CREMALLERA QUE SE AJUSTA A LAS NECESIDADES, Y QUE RESULTA CÓMODO PARA TRABAJAR. LA PINZA ATRAUMÁTICA DISPONE DE APERTURA BILATERAL, QUE RESULTA MÁS ADECUADA A NUESTRA PRÁCTICA CLÍNICA QUE LA UNILATERAL. EL SISTEMA DE GIRO DEL MANGO ES DE RIGIDEZ MEDIA, LO QUE FACILITA SU USO. COMO MEJORA APORTAN ADEMÁS SIN COSTE UNA PINZA BIPOLAR PARA CADA CENTRO Y PARA CADA UNA DE LAS SIGUIENTES ESPECIALIDADES: CIRUGÍA, GINECOLOGÍA, UROLOGÍA Y CIRUGÍA PEDIÁTRICA	14	EN RELACIÓN A LOS TRÓCARES ÓPTICOS, DISPONEN DE UNA BUENA VÁLVULA, EL CABEZAL DEL TRÓCAR ES MUY GRANDE, LO QUE DIFICULTA LAS CIRUGÍAS AL DISPONER DE MENOS ESPACIO PARA LA INTRODUCCIÓN DE TRÓCARES ADICIONALES, SIENDO EL SISTEMA DE AGARRE MUY ADECUADO, CON LO QUE DIFICILMENTE SE SALEN DE LA PARED. LA PUNTA DE LA CÁNULA ES ADECUADA, SIN SER DEMASIADO AFILADA, CON MENOR POSIBILIDAD DE LESIÓN EN LA INTRODUCCIÓN. ADEMÁS EXISTE DISTANCIA ADECUADA ENTRE LA PUNTA DE LA CÁNULA DEL TRÓCAR ÓPTICO Y LA PROPIA ÓPTICA DE LAPAROSCOPIA, LO QUE PROPORCIONA SEGURIDAD DE LA VISIÓN DURANTE LA INTRODUCCIÓN. PRESENTAN UNA OFERTA VARIANTE (201) Y UNA BASE DE TRÓCAR (201B) QUE ES LA MEJOR VALORADA DE LAS DOS AL SER LA PUNTA DE LA CÁNULA MENOS AFILADA. RESPECTO A LA TIJERA, ES REUSABLE CON PUNTA DESECHABLE, LA PUNTA DE LA TIJERA AUNQUE TIENE BUEN SISTEMA DE CORTE, ES DE RAMA MUY CORTA Y ABRE POCO, LO QUE DIFICULTA EL CORTE DE ESTRUCTURAS DE MAYOR GROSOR. LOS TRÓCARES DE HASSON TIENEN BUENA VÁVULA, EL SISTEMA DE AGARRE ES ADECUADO, EL BALÓN ES PEQUEÑO, PUNTA DE LA CÁNULA ROMA ADECUADA, DISPONIENDO DE REDUCTOR PARA ÓPTICA DE 5 QUE ES INTERESANTE PARA INTERCAMBIAR LAS ÓPTICAS EN EL MISMO ACTO QUIRÚRGICO.	14		
1	1	SU.PC.SANI.01.01.5 0.100000	D44167	CIA: LAPAROSCOPIA ABDOMINAL-GC	2.400	199,650000		PRIM S.A.	V1	REF.- LAP-201				7		
1	2	SU.PC.SANI.01.01.5 0.100000	**F34183**	CIA: LAPAROSCOPIA ABDOMINAL-CON TRÓCAR HASSON	800	199,650000	132.000,00	PRIM S.A.	OB	REF.- LAP-201C				14		
1	3	SU.PC.SANI.01.13.0 0.100066		EQUIPO DE TROCAR VIDEOCIRUGÍA 5mm	160	39,930000	5.280,00	PRIM S.A.	OB	REF.- TR-06VL2 / CIP.- 100071037155				14		
1	3	SU.PC.SANI.01.13.0 0.100066		EQUIPO DE TROCAR VIDEOCIRUGÍA 5mm	160	39,930000		PRIM S.A.	V1	REF.- TR-06DL2 / CIP.- 100028306422				7		
1	4	SU.PC.SANI.01.13.0 0.100067		EQUIPO DE TROCAR VIDEOCIRUGÍA 12mm	40	52,030000	1.720,00	PRIM S.A.	OB	REF.- TRO-12V2 / CIP .- 100071046843				14		
1	5	SU.PC.SANI.01.13.0 0.100049		TROCAR VIDEOCIRUGIA OPTICO 10-12mm.Ø	1.662	32,670000	44.874,00	PRIM S.A.	OB	REF.- TRO-12V1 / CIP.- 100025874759				14		
1	6	SU.PC.SANI.01.13.0 0.100050		TROCAR VIDEOCIRUGIA OPTICO 5mm.Ø	1.452	27,830000	33.396,00	PRIM S.A.	OB	REF.- TR-06VL1 / CIP.- 100024843543				14		
1	6	SU.PC.SANI.01.13.0 0.100050		TROCAR VIDEOCIRUGIA OPTICO 5mm.Ø	1.452	27,830000		PRIM S.A.	V1	REF.- TR-06DL1 / CIP.- 100024843149				7		
1	7	SU.PC.SANI.01.13.0 0.100013		TROCAR VIDEOCIRUGIA 10-12MM Ø C/ BALON Y S. FIJACION	170	51,763800	7.272,60	PRIM S.A.	OB	REF.- 412944L / CIP.- 100125673225				14		
1	8	SU.PC.SANI.01.13.0 0.100047		CANULA VIDEOCIRUGIA/ Acero inoxidable-	1.548	20,570000	26.316,00	PRIM S.A.	OB	REF.- TRO-12 / CIP.- 100025873840				14		
1	9	SU.PC.SANI.01.13.0 0.100047		CANULA VIDEOCIRUGIA/ Acero inoxidable-	616	20,570000	10.472,00	PRIM S.A.	OB	REF.- TR-06L / CIP.- 100024842735				14	14,00	28,00
1	1	SU.PC.SANI.01.01.5 0.100000	D44167	CIA: LAPAROSCOPIA ABDOMINAL-GC	2.400	199,650000	396.000,00	SISTEMAS INTEGRALES DE MEDICINA, S.A.	OB	REF.- KR100-181	TODO EL INSTRUMENTAO OFERTADO ES DE LA MARCA MICROLINE. PORTA Y CONTRAPORTAS SON MUY DUROS DE APERTURA Y DE DIFÍCIL MANIPULACIÓN CONTINUA, SIENDO MUY PESADOS, LA MANDÍBULA SE ABRE DEMASIADO. EL GANCHO PIERDE EL AISLAMIENTO CON FACILIDAD DURANTE LA CIRUGÍA, CON LO QUE PUEDE QUEMAR TEJIDOS EN VECINDAD, ES DE ÁNGULO RECTO, LO QUE DIFICULTA SU USO. LOS MANGOS SON POCO ERGONÓMICOS PARA TODO TIPO DE TAMAÑO DE MANOS, CON SISTEMA DE CIERRE EN CREMALLERA QUE TIENE UNA APERTURA DURA Y QUE NO RESULTA CÓMODO PARA TRABAJAR AL DIFICULTAR LAS MANIOBRAS CONTINUAS. LA PINZA ATRAUMÁTICA DISPONE DE APERTURA BILATERAL, QUE RESULTA MÁS ADECUADA A NUESTRA PRÁCTICA CLÍNICA QUE LA UNILATERAL. EL SISTEMA DE GIRO DEL MANGO ES SEMIRRÍGICO PERO ESTÁ ALGO ALEJADO DEL PROPIO MANGO, LO QUE DIFICULTA SU USO. COMO MEJORA OFERTA LA ENTREGA DE MATERIAL DE RESERVA EN EL CENTRO PARA RÁPIDA SUSTITUCIÓN EN CASO DE DETERIORO.APORTARÁN PINZAS BIPOLARES PARA LOS SERVICIOS QUE LO REQUIERAN. PROPONEN ASÍMISMO VARIACIÓN DE LONGITUDES	7	EN RELACIÓN A LOS TRÓCARES ÓPTICOS, DISPONEN DE UNA BUENA VÁLVULA, EL CABEZAL DEL TRÓCAR ES DE TAMAÑO INTERMEDIO, LO QUE ES MÁS CORRECTO QUE EL DE TAMAÑO GRANDE PARA LA INTRODUCCIÓN DE TRÓCARES ADICIONALES, SIENDO EL SISTEMA DE AGARRE MUY ADECUADO, CON LO QUE DIFICILMENTE SE SALEN DE LA PARED. LA PUNTA DE LA CÁNULA DEL TRÓCAR DE 5 ES AFILADA O AGUDA, CON MAYOR POSIBILIDAD DE LESIÓN EN LA INTRODUCCIÓN, ADEMÁS EXISTE MAYOR DISTANCIA ENTRE LA PUNTA DEL TRÓCAR ÓPTICO Y LA PROPIA ÓPTICA DE LAPAROSCOPIA, LO QUE PUEDE AFECTAR A LA SEGURIDAD DE LA VISIÓN DURANTE LA INTRODUCCIÓN. LA PUNTA DE LA CÁNULA DEL TRÓCAR DE 12 ES ADECUADA, SIN SER DEMASIADO AFILADA, CON MENOR POSIBILIDAD DE LESIÓN EN LA INTRODUCCIÓN. ADEMÁS EXISTE DISTANCIA ADECUADA ENTRE LA PUNTA DEL TRÓCAR ÓPTICO Y LA PROPIA ÓPTICA DE LAPAROSCOPIA, LO QUE PROPORCIONA SEGURIDAD DE LA VISIÓN DURANTE LA INTRODUCCIÓN. RESPECTO A LA TIJERA, ES DE MANGO REUSABLE CON PUNTA DE UN SÓLO USO, AUNQUE DISPONE DE RAMA LARGA Y APERTURA CORRECTA, PIERDE RÁPIDO SU CAPACIDAD DE CORTE, LO QUE PRODUCE MAYOR DAÑO EN LOS TEJIDOS, EL MANGO DE LA TIJERA RESULTA POCO ERGONÓMICO. LOS TRÓCARES DE HASSON TIENEN VÁLVULA APTA, EL SISTEMA DE AGARRE RESULTA POCO ADECUADO PORQUE SE DESLIZA CON FACILIDAD, PUNTA DE LA CÁNULA ROMA ADECUADA, EL BALÓN SE DEFORMA CON GRAN FACILIDAD, NO DISPONE DE REDUCTOR PARA ÓPTICA DE 5 QUE ES INTERESANTE PARA INTERCAMBIAR LAS ÓPTICAS EN EL MISMO ACTO QUIRÚRGICO.	7		
1	2	SU.PC.SANI.01.01.5 0.100000	**F34183**	CIA: LAPAROSCOPIA ABDOMINAL-CON TRÓCAR HASSON	800	199,650000	132.000,00	SISTEMAS INTEGRALES DE MEDICINA, S.A.	OB	REF.- KR100-182				7		
1	3	SU.PC.SANI.01.13.0 0.100066		EQUIPO DE TROCAR VIDEOCIRUGÍA 5mm	160	39,930000	5.280,00	SISTEMAS INTEGRALES DE MEDICINA, S.A.	OB	REF.- KR100-183 / CIP.- 100125914663				7		
1	4	SU.PC.SANI.01.13.0 0.100067		EQUIPO DE TROCAR VIDEOCIRUGÍA 12mm	40	52,030000	1.720,00	SISTEMAS INTEGRALES DE MEDICINA, S.A.	OB	REF.- KR100-184 / CIP.- 100125914764				14		
1	5	SU.PC.SANI.01.13.0 0.100049		TROCAR VIDEOCIRUGIA OPTICO 10-12mm.Ø	1.662	32,670000	44.874,00	SISTEMAS INTEGRALES DE MEDICINA, S.A.	OB	REF.- N21-1210 / CIP.- 100125873043				14		
1	6	SU.PC.SANI.01.13.0 0.100050		TROCAR VIDEOCIRUGIA OPTICO 5mm.Ø	1.452	27,830000	33.396,00	SISTEMAS INTEGRALES DE MEDICINA, S.A.	OB	REF.- N21-0510 / CIP.- 100125873144				7		
1	7	SU.PC.SANI.01.13.0 0.100013		TROCAR VIDEOCIRUGIA 10-12MM Ø C/ BALON Y S. FIJACION	170	51,763800	7.272,60	SISTEMAS INTEGRALES DE MEDICINA, S.A.	OB	REF.- LM512HSNB / CIP.- 100125873346				7		
1	8	SU.PC.SANI.01.13.0 0.100047		CANULA VIDEOCIRUGIA/ Acero inoxidable-	1.548	20,570000	26.316,00	SISTEMAS INTEGRALES DE MEDICINA, S.A.	OB	REF.- N20-1210 / CIP.- 100125914966				14		
1	9	SU.PC.SANI.01.13.0 0.100047		CANULA VIDEOCIRUGIA/ Acero inoxidable-	616	20,570000	10.472,00	SISTEMAS INTEGRALES DE MEDICINA, S.A.	OB	REF.- N20-0510 / CIP.- 100125914865				14	7,89	14,89

Córdoba, 8 de noviembre de 2018

EL DIRECTOR DE LA UGC DE CIRUGÍA GENERAL

LA DIRECTORA DE LA UGC DE UROLOGÍA

EL FEA DE LA UGC DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

EL JEFE DE SECCION DE LA UGC DE CIRUGÍA TORÁCICA

EL FEA DE LA UGC DE CIRUGÍA PEDIÁTRICA

EL FEA DE CIRUGÍA GENERAL DEL AGSCS