PLS: CORDOBA
OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE TRÓCARES Y OTRO MATERIAL DE LAPAROSCOPIA (SUBGRUPO 01.13 DEL CATÁLOGO S.A.S.)
Nº de EXPEDIENTE: PAAM 33/18 — VALORACIÓN TOTAL

Agr	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERISTICAS TÉCNICAS	UdsLic	%iva	PreLicIVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos	%iva OFERTA	P.Unitaria s/IVA	P.Unitaria c/IVA	% BAJADA	PUNTOS	GRADO DE EFICIENCIA	PUNTOS	TOTAL	ADJUDICATARIO
	1	SU.PC.SANI.01.13.00.012000	D44350	AGUJA NEUMOPERITONEAL-LONGITUD:(12-15];		276	21%	10,890000	DGM VASCULAR S.L.		CIP:100103806458-REF:0208-VN15	MUY ADECUADA, BUEN MATERIAL, CON VÁLVULA DE SEGURIDAD, CON RETRACCIÓN EN LA PUNTA Y PUNTA ROMA. MUY ERGONÓMICA AL DISPONER DE MECANISMO DE SUJECCIÓN QUE FACILITA LA INTRODUCCIÓN	20	21%	7,000000	8,470000	22,22%	38,71	2,361275	27,78	86,49	
	1	SU.PC.SANI.01.13.00.012000	D44350	AGUJA NEUMOPERITONEAL-LONGITUD:(12-15];		276	21%	10,890000	DEXTROMEDICA, S.L.		CIP:100014002943-REF:FVN11500	BUEN MATERIAL, CON VÁLVULA DE SEGURIDAD, CON RETRACCIÓN EN LA PUNTA Y PUNTA ROMA. MENOS ERGONÓMICA AL NO DISPONER DE MECANISMO DE SUJECCIÓN PARA LA INTRODUCCIÓN	13	21%	4,900826	5,930000	45,55%	42,61	2,192243	25,79	81,40	
	1	SU.PC.SANI.01.13.00.012000	D44350	AGUJA NEUMOPERITONEAL-LONGITUD:(12-15];		276	21%	10,890000	DISMEVAL S.L.		CIP:100126850416-REF:VN150	MUY ADECUADA, BUEN MATERIAL, CON VÁLVULA DE SEGURIDAD, CON RETRACCIÓN EN LA PUNTA Y PUNTA ROMA. MUY ERGONÓMICA AL DISPONER DE MECANISMO DE SUJECCIÓN QUE FACILITA LA INTRODUCCIÓN	20	21%	8,000000	9,680000	11,11%	36,86	2,066116	24,31	81,16	
	1	SU.PC.SANI.01.13.00.012000	D44350	AGUJA NEUMOPERITONEAL-LONGITUD:(12-15];		276	21%	10,890000	IHT MEDICAL S.A.		CIP:100087889469-REF:5000001 (AIG120)	LA AGUA TIENE UNA ERGONOMÍA QUE DIFICULTA ENORMEMENTE LA APLICACIÓN DE FUERZA PARA LA INTRODUCCIÓN, LO QUE LA HACE FUNCIONALMENTE INADECUADA	5	21%	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	-	
	1	SU.PC.SANI.01.13.00.012000	D44350	AGUJA NEUMOPERITONEAL-LONGITUD:(12-15];		276	21%	10,890000	LELEMAN S.L.		CIP:100126455224-REF:AVAQ1415	EL MECANISMO DE RETRACCIÓN DE LA AGUJA NO ES ROMO, LO QUE DIFICULTA SU INTRODUCCIÓN. NO ES UNA AGUJA DE UNA SÓLA PIEZA, SINO QUE LA LLAVE ES UNA PIEZA INDEPENDIENTE DE LA AGUJA, LO CUAL NO AÑADE VENTAJA EN SU MANIPULACIÓN. LA PUNTA TIENE UN ORIFICIO EN LA CÁNULA QUE PUEDE DAÑAR LOS TEJIDOS	5	21%	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	-	
	1	SU.PC.SANI.01.13.00.012000	D44350	AGUJA NEUMOPERITONEAL-LONGITUD:(12-15];		276	21%	10,890000	LELEMAN S.L.	V1	CIP:100126455325-REF:AVBQ1415	EL MECANISMO DE RETRACCIÓN DE LA AGUJA NO ES ROMO, LO QUE DIFICULTA SU INTRODUCCIÓN. NO ES UNA AGUJA DE UNA SÓLA PIEZA, SINO QUE LA LLAVE ES UNA PIEZA INDEPENDIENTE DE LA AGUJA, LO CUAL NO AÑADE VENTAJA EN SU MANIPULACIÓN.	5	21%	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	-	
	1	SU.PC.SANI.01.13.00.012000	D44350	AGUJA NEUMOPERITONEAL-LONGITUD:(12-15];		276	21%	10,890000	LELEMAN S.L.	V2	CIP:100126455527-REF:AVCQ1415	EL MECANISMO DE RETRACCIÓN DE LA AGUJA NO ES ROMO, LO QUE DIFICULTA SU INTRODUCCIÓN. NO ES UNA AGUJA DE UNA SÓLA PIEZA, SINO QUE LA LLAVE ES UNA PIEZA INDEPENDIENTE DE LA AGUJA, LO CUAL NO AÑADE VENTAJA EN SU MANIPULACIÓN. LA PUNTA ES BISELADA. DISPONE DE TRES VENTANAS LATERALES CON LO QUE EL FLUJO DE AIRE ES MAYOR	5	21%	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	-	
	1	SU.PC.SANI.01.13.00.012000	D44350	AGUJA NEUMOPERITONEAL-LONGITUD:(12-15];		276	21%	10,890000	LELEMAN S.L.	V3	CIP:100126512907-REF:AVAQ1515	EL MECANISMO DE RETRACCIÓN DE LA AGUJA NO ES ROMO, LO QUE DIFICULTA SU INTRODUCCIÓN. NO ES UNA AGUJA DE UNA SÓLA PIEZA, SINO QUE LA LLAVE ES UNA PIEZA INDEPENDIENTE DE LA AGUJA, LO CUAL NO AÑADE VENTAJA EN SU MANIPULACIÓN. LA PUNTA TIENE UN ORIFICIO EN LA CÁNULA QUE PUEDE DAÑAR LOS TEJIDOS	5	21%	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	-	
	1	SU.PC.SANI.01.13.00.012000	D44350	AGUJA NEUMOPERITONEAL-LONGITUD:(12-15];		276	21%	10,890000	LELEMAN S.L.	V4	CIP:100126503310-REF:AVBQ1515	EL MECANISMO DE RETRACCIÓN DE LA AGUJA NO ES ROMO, LO QUE DIFICULTA SU INTRODUCCIÓN. NO ES UNA AGUJA DE UNA SÓLA PIEZA, SINO QUE LA LLAVE ES UNA PIEZA INDEPENDIENTE DE LA AGUJA, LO CUAL NO AÑADE VENTAJA EN SU MANIPULACIÓN.	5	21%	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	-	
	1	SU.PC.SANI.01.13.00.012000	D44350	AGUJA NEUMOPERITONEAL-LONGITUD:(12-15];		276	21%	10,890000	LELEMAN S.L.	V5	CIP:100126503411-REF:AVCQ1515	EL MECANISMO DE RETRACCIÓN DE LA AGUJA NO ES ROMO, LO QUE DIFICULTA SU INTRODUCCIÓN. NO ES UNA AGUJA DE UNA SÓLA PIEZA, SINO QUE LA LLAVE ES UNA PIEZA INDEPENDIENTE DE LA AGUJA, LO CUAL NO AÑADE VENTAJA EN SU MANIPULACIÓN. LA PUNTA ES BISELADA. DISPONE DE TRES VENTANAS LATERALES CON LO QUE EL FLUJO DE AIRE ES MAYOR	5	21%	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	-	
	1	SU.PC.SANI.01.13.00.012000	D44350	AGUJA NEUMOPERITONEAL-LONGITUD:(12-15];		276	21%	10,890000	LELEMAN S.L.	V6	CIP:100126503219-REF:AVAQ1615	EL MECANISMO DE RETRACCIÓN DE LA AGUJA NO ES ROMO, LO QUE DIFICULTA SU INTRODUCCIÓN. NO ES UNA AGUJA DE UNA SÓLA PIEZA, SINO QUE LA LLAVE ES UNA PIEZA INDEPENDIENTE DE LA AGUJA, LO CUAL NO AÑADE VENTAJA EN SU MANIPULACIÓN. LA PUNTA ES BISELADA.	5	21%	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	-	
	1	SU.PC.SANI.01.13.00.012000	D44350	AGUJA NEUMOPERITONEAL-LONGITUD:(12-15];		276	21%	10,890000	LELEMAN S.L.	V7	CIP:100126513018-REF:AVBQ1615	EL MECANISMO DE RETRACCIÓN DE LA AGUJA NO ES ROMO, LO QUE DIFICULTA SU INTRODUCCIÓN. NO ES UNA AGUJA DE UNA SÓLA PIEZA, SINO QUE LA LLAVE ES UNA PIEZA INDEPENDIENTE DE LA AGUJA, LO CUAL NO AÑADE VENTAJA EN SU MANIPULACIÓN.	5	21%	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	-	
	1	SU.PC.SANI.01.13.00.012000	D44350	AGUJA NEUMOPERITONEAL-LONGITUD:(12-15];		276	21%	10,890000	LELEMAN S.L.	V8	CIP:100126503512-REF:AVCQ1615	EL MECANISMO DE RETRACCIÓN DE LA AGUJA NO ES ROMO, LO QUE DIFICULTA SU INTRODUCCIÓN. NO ES UNA AGUJA DE UNA SÓLA PIEZA, SINO QUE LA LLAVE ES UNA PIEZA INDEPENDIENTE DE LA AGUJA, LO CUAL NO AÑADE VENTAJA EN SU MANIPULACIÓN. LA PUNTA ES BISELADA. DISPONE DE TRES VENTANAS LATERALES CON LO QUE EL FLUJO DE AIRE ES MAYOR	5	21%	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	-	
	1	SU.PC.SANI.01.13.00.012000	D44350	AGUJA NEUMOPERITONEAL-LONGITUD:(12-15];		276	21%	10,890000	MBA INCORPORADO S.L.		CIP:100112832420-REF:ET-VN02	BUEN MATERIAL, CON VÁLVULA DE SEGURIDAD, CON RETRACCIÓN EN LA PUNTA Y PUNTA ROMA. MENOS ERGONÓMICA AL NO DISPONER DE MECANISMO DE SUJECCIÓN PARA LA INTRODUCCIÓN	13	21%	5,500000	6,655000	38,89%	41,50	1,953418	22,98	77,48	
	1	SU.PC.SANI.01.13.00.012000	D44350	AGUJA NEUMOPERITONEAL-LONGITUD:(12-15];		276	21%	10,890000	MEDTRONIC IBERICA S.A.		CIP:100000754328-REF:172016	MUY ADECUADA, BUEN MATERIAL, CON VÁLVULA DE SEGURIDAD, CON RETRACCIÓN EN LA PUNTA Y PUNTA ROMA. MUY ERGONÓMICA AL DISPONER DE MECANISMO DE SUJECCIÓN QUE FACILITA LA INTRODUCCIÓN	20	21%	8,000000	9,680000	11,11%	36,86	2,066116	24,31	81,16	
	1	SU.PC.SANI.01.13.00.012000	D44350	AGUJA NEUMOPERITONEAL-LONGITUD:(12-15];		276	21%	10,890000	MOLNLYCKE HEALTH CARE S.L.		CIP:100118213979-REF:899106	BUEN MATERIAL, CON VÁLVULA DE SEGURIDAD, CON RETRACCIÓN EN LA PUNTA Y PUNTA ROMA. MENOS ERGONÓMICA AL NO DISPONER DE MECANISMO DE SUJECCIÓN PARA LA INTRODUCCIÓN	13	21%	6,550000	7,925500	27,22%	39,55	1,640275	19,30	71,85	
	1	SU.PC.SANI.01.13.00.012000	D44350	AGUJA NEUMOPERITONEAL-LONGITUD:(12-15];		276	21%	10,890000	PANAVALE S.L.		CIP:100126856375-REF:VN-150	EL MECANISMO DE LA LLAVE DE PASO TIENE UN SOLO VÁSTAGO. DISPONE DE VALVULA DE SEGURIDAD, RETRACCION EN LA PUNTA Y PUNTA ROMA. ES ERGONÓMICA AL DISPONER DE MECANISMO DE SUJECCIÓN PARA LA INTRODUCCIÓN	13	21%	6,297521	7,620000	30,03%	40,02	1,706037	20,07	73,09	
	1	SU.PC.SANI.01.13.00.012000	D44350	AGUJA NEUMOPERITONEAL-LONGITUD:(12-15];		276	21%	10,890000	PRIM S.A.		CIP:100033591204-REF:IN-150	BUEN MATERIAL, CON VÁLVULA DE SEGURIDAD, CON RETRACCIÓN EN LA PUNTA Y PUNTA ROMA. MENOS ERGONÓMICA AL NO DISPONER DE MECANISMO DE SUJECCIÓN PARA LA INTRODUCCIÓN	13	21%	8,900000	10,769000	1,11%	5,25	1,207169	14,20	32,45	
	1	SU.PC.SANI.01.13.00.012000	D44350	AGUJA NEUMOPERITONEAL-LONGITUD:(12-15];		276	21%	10,890000	PRIM S.A.	V1	CIP:100118270541-REF:121-20157	EL MECANISMO DE LA LLAVE DE PASO TIENE UN SOLO VÁSTAGO, EL MATERIAL DEL MECANISMO PLÁSTICO ES MÁS ENDEBLE QUE EL DE LA OFERTA BASE. DISPONE DE VALVULA DE SEGURIDAD, RETRACCION EN LA PUNTA Y PUNTA ROMA. MENOS ERGONÓMICA AL NO DISPONER DE MECANISMO DE SUJECCIÓN PARA LA INTRODUCCIÓN	7	21%	5,800000	7,018000	35,56%	40,94	0,997435	11,74	59,67	

Agr	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERISTICAS TÉCNICAS	UdsLic	%iva	PreLicIVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos	%iva OFERTA	P.Unitaria s/IVA	P.Unitaria c/IVA	% BAJADA	PUNTOS	GRADO DE EFICIENCIA	PUNTOS	TOTAL	ADJUDICATARIO
	1	SU.PC.SANI.01.13.00.012000	D44350	AGUJA NEUMOPERITONEAL-LONGITUD:(12-15];		276	21%	10,890000	PROTESIS HOSPITALARIAS S.A. (PROHOSA)		CIP:100115062749-REF:MND11500	BUEN MATERIAL, CON VÁLVULA DE SEGURIDAD, CON RETRACCIÓN EN LA PUNTA Y PUNTA ROMA. MENOS ERGONÓMICA AL NO DISPONER DE MECANISMO DE SUJECCIÓN PARA LA INTRODUCCIÓN	13	21%	3,611570	4,370000	59,87%	45,00	2,974828	35,00	93,00	**PROTESIS HOSPITALARIAS S.A. (PROHOSA)**
	1	SU.PC.SANI.01.13.00.012000	D44350	AGUJA NEUMOPERITONEAL-LONGITUD:(12-15];		276	21%	10,890000	SUMINISTROS HOSPITALARIOS S.A.		CIP:100118014767-REF:37-2150-S	EL MECANISMO DE LA LLAVE DE PASO TIENE UN SOLO VÁSTAGO, EL MATERIAL DEL MECANISMO PLÁSTICO ES MÁS ENDEBLE. DISPONE DE VALVULA DE SEGURIDAD, RETRACCION EN LA PUNTA Y PUNTA ROMA. MENOS ERGONÓMICA AL NO DISPONER DE MECANISMO DE SUJECCIÓN PARA LA INTRODUCCIÓN	7	21%	4,000000	4,840000	55,56%	44,28	1,446281	17,02	68,30	
	1	SU.PC.SANI.01.13.00.012000	D44350	AGUJA NEUMOPERITONEAL-LONGITUD:(12-15];		276	21%	10,890000	TELEFLEX MEDICAL S.A.U		CIP:100086900187-REF:35150	TIENE UN ENSAMBLAJE MUY DEBIL ENTRE LA PARTE DE PLÁSTICO Y LA AGUJA, EL MATERIAL DEL MECANISMO PLÁSTICO ES MÁS ENDEBLE. DISPONE DE VALVULA DE SEGURIDAD, RETRACCION EN LA PUNTA Y PUNTA ROMA. MENOS ERGONÓMICA AL NO DISPONER DE MECANISMO DE SUJECCIÓN PARA LA INTRODUCCIÓN	7	21%	8,440000	10,212400	6,22%	22,75	0,685441	8,06	37,81	
	2	SU.PC.SANI.01.13.00.012000	B38289	AGUJA NEUMOPERITONEAL-LONGITUD:[7-12];		1.656	21%	7,744000	DGM VASCULAR S.L.		CIP:100103806256-REF:0208-VN12	MUY ADECUADA, BUEN MATERIAL, CON VÁLVULA DE SEGURIDAD, CON RETRACCIÓN EN LA PUNTA Y PUNTA ROMA. MUY ERGONÓMICA AL DISPONER DE MECANISMO DE SUJECCIÓN QUE FACILITA LA INTRODUCCIÓN	20	21%	5,000000	6,050000	21,88%	40,02	3,305785	35,00	95,02	**DGM VASCULAR S.L.**
	2	SU.PC.SANI.01.13.00.012000	B38289	AGUJA NEUMOPERITONEAL-LONGITUD:[7-12];		1.656	21%	7,744000	DEXTROMEDICA, S.L.		CIP:100014002842-REF:FVN11200	BUEN MATERIAL, CON VÁLVULA DE SEGURIDAD, CON RETRACCIÓN EN LA PUNTA Y PUNTA ROMA. MENOS ERGONÓMICA AL NO DISPONER DE MECANISMO DE SUJECCIÓN PARA LA INTRODUCCIÓN	13	21%	4,900826	5,930000	23,42%	40,38	2,192243	23,21	76,59	
	2	SU.PC.SANI.01.13.00.012000	B38289	AGUJA NEUMOPERITONEAL-LONGITUD:[7-12];		1.656	21%	7,744000	DISMEVAL S.L.		CIP:100126850719-REF:VN120	MUY ADECUADA, BUEN MATERIAL, CON VÁLVULA DE SEGURIDAD, CON RETRACCIÓN EN LA PUNTA Y PUNTA ROMA. MUY ERGONÓMICA AL DISPONER DE MECANISMO DE SUJECCIÓN QUE FACILITA LA INTRODUCCIÓN	20	21%	6,000000	7,260000	6,25%	22,75	2,754821	29,17	71,92	
	2	SU.PC.SANI.01.13.00.012000	B38289	AGUJA NEUMOPERITONEAL-LONGITUD:[7-12];		1.656	21%	7,744000	IHT MEDICAL S.A.		CIP:100088271823-REF:5000002 (AIG150)	LA AGUA TIENE UNA ERGONOMÍA QUE DIFICULTA ENORMEMENTE LA APLICACIÓN DE FUERZA PARA LA INTRODUCCIÓN, LO QUE LA HACE FUNCIONALMENTE INADECUADA	5	21%	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	-	
	2	SU.PC.SANI.01.13.00.012000	B38289	AGUJA NEUMOPERITONEAL-LONGITUD:[7-12];		1.656	21%	7,744000	MBA INCORPORADO S.L.		CIP:100112822722-REF:ET-VN01	BUEN MATERIAL, CON VÁLVULA DE SEGURIDAD, CON RETRACCIÓN EN LA PUNTA Y PUNTA ROMA. MENOS ERGONÓMICA AL NO DISPONER DE MECANISMO DE SUJECCIÓN PARA LA INTRODUCCIÓN	13	21%	4,420000	5,348200	30,94%	42,10	2,430724	25,74	80,84	
	2	SU.PC.SANI.01.13.00.012000	B38289	AGUJA NEUMOPERITONEAL-LONGITUD:[7-12];		1.656	21%	7,744000	MEDTRONIC IBERICA S.A.		CIP:100000754126-REF:172015	MUY ADECUADA, BUEN MATERIAL, CON VÁLVULA DE SEGURIDAD, CON RETRACCIÓN EN LA PUNTA Y PUNTA ROMA. MUY ERGONÓMICA AL DISPONER DE MECANISMO DE SUJECCIÓN QUE FACILITA LA INTRODUCCIÓN	20	21%	5,760000	6,969600	10,00%	35	2,869605	30,38	85,38	
	2	SU.PC.SANI.01.13.00.012000	B38289	AGUJA NEUMOPERITONEAL-LONGITUD:[7-12];		1.656	21%	7,744000	MOLNLYCKE HEALTH CARE S.L.		CIP:100118213878-REF:899105	BUEN MATERIAL, CON VÁLVULA DE SEGURIDAD, CON RETRACCIÓN EN LA PUNTA Y PUNTA ROMA. MENOS ERGONÓMICA AL NO DISPONER DE MECANISMO DE SUJECCIÓN PARA LA INTRODUCCIÓN	13	21%	5,550000	6,715500	13,28%	38,05	1,93582	20,50	71,54	
	2	SU.PC.SANI.01.13.00.012000	B38289	AGUJA NEUMOPERITONEAL-LONGITUD:[7-12];		1.656	21%	7,744000	PANAVALE S.L.		CIP:100126821120-REF:VN-120	EL MECANISMO DE LA LLAVE DE PASO TIENE UN SOLO VÁSTAGO. DISPONE DE VALVULA DE SEGURIDAD, RETRACCION EN LA PUNTA Y PUNTA ROMA. ES ERGONÓMICA AL DISPONER DE MECANISMO DE SUJECCIÓN PARA LA INTRODUCCIÓN	13	21%	5,297521	6,410000	17,23%	38,95	2,028081	21,47	73,43	
	2	SU.PC.SANI.01.13.00.012000	B38289	AGUJA NEUMOPERITONEAL-LONGITUD:[7-12];		1.656	21%	7,744000	PRIM S.A.		CIP:100033600306-REF:IN-120	BUEN MATERIAL, CON VÁLVULA DE SEGURIDAD, CON RETRACCIÓN EN LA PUNTA Y PUNTA ROMA. MENOS ERGONÓMICA AL NO DISPONER DE MECANISMO DE SUJECCIÓN PARA LA INTRODUCCIÓN	13	21%	6,380000	7,719800	0,31%	1,75	1,683981	17,83	32,58	
	2	SU.PC.SANI.01.13.00.012000	B38289	AGUJA NEUMOPERITONEAL-LONGITUD:[7-12];		1.656	21%	7,744000	PRIM S.A.	V1	CIP:100103291043-REF:121-20127	EL MECANISMO DE LA LLAVE DE PASO TIENE UN SOLO VÁSTAGO, EL MATERIAL DEL MECANISMO PLÁSTICO ES MÁS ENDEBLE QUE EL DE LA OFERTA BASE. DISPONE DE VALVULA DE SEGURIDAD, RETRACCION EN LA PUNTA Y PUNTA ROMA. MENOS ERGONÓMICA AL NO DISPONER DE MECANISMO DE SUJECCIÓN PARA LA INTRODUCCIÓN	7	21%	4,950000	5,989500	22,66%	40,20	1,168712	12,37	59,57	
	2	SU.PC.SANI.01.13.00.012000	B38289	AGUJA NEUMOPERITONEAL-LONGITUD:[7-12];		1.656	21%	7,744000	PROTESIS HOSPITALARIAS S.A. (PROHOSA)		CIP:100115062648-REF:MND11200	BUEN MATERIAL, CON VÁLVULA DE SEGURIDAD, CON RETRACCIÓN EN LA PUNTA Y PUNTA ROMA. MENOS ERGONÓMICA AL NO DISPONER DE MECANISMO DE SUJECCIÓN PARA LA INTRODUCCIÓN	13	21%	3,611570	4,370000	43,57%	45,00	2,974828	31,50	89,50	
	2	SU.PC.SANI.01.13.00.012000	B38289	AGUJA NEUMOPERITONEAL-LONGITUD:[7-12];		1.656	21%	7,744000	SISTEMAS INTEGRALES DE MEDICINA S.A.		CIP:100091483574-REF:LM120	BUEN MATERIAL, CON VÁLVULA DE SEGURIDAD, CON RETRACCIÓN EN LA PUNTA Y PUNTA ROMA. MENOS ERGONÓMICA AL NO DISPONER DE MECANISMO DE SUJECCIÓN PARA LA INTRODUCCIÓN	13	21%	5,720000	6,921200	10,63%	37,44	1,878287	19,89	70,33	
	2	SU.PC.SANI.01.13.00.012000	B38289	AGUJA NEUMOPERITONEAL-LONGITUD:[7-12];		1.656	21%	7,744000	SUMINISTROS HOSPITALARIOS S.A.		CIP:100118014868-REF:37-2120-S	EL MECANISMO DE LA LLAVE DE PASO TIENE UN SOLO VÁSTAGO, EL MATERIAL DEL MECANISMO PLÁSTICO ES MÁS ENDEBLE. DISPONE DE VALVULA DE SEGURIDAD, RETRACCION EN LA PUNTA Y PUNTA ROMA. MENOS ERGONÓMICA AL NO DISPONER DE MECANISMO DE SUJECCIÓN PARA LA INTRODUCCIÓN	7	21%	4,000000	4,840000	37,50%	43,61	1,446281	15,31	65,92	
	3	SU.PC.SANI.01.13.00.100072		TROCAR VÍDEOCIRUGIA 5mm. Ø C/ BALON Y S. FIJACION	Con reductor. Punta en V o estriada. Longitud del trócar: >=100 y <150 mm	220	21%	30,250000	APPLIED MEDICAL DISTRIBUTION EUROPE B.V.		CIP:100119844640-REF:CFR03	EL CABEZAL DEL TRÓCAR ES DE MENOR TAMAÑO, LO CUAL RESULTA ADECUADO CUANDO HAY QUE INTRODUCIR VARIOS TRÓCARES. EL DIAMETRO EXTERNO DE LA CÁNULA DEL TRÓCAR ES ADECUADO PARA SU USO EN CIRUGÍA PEDIÁTRICA Y EN ABORDAJE TRANSTORÁCICO. BALON SIMETRICO DE INFLADO ADECUADO.	20	21%	24,000000	29,040000	4,00%	14	0,688705	35,00	69,00	
	3	SU.PC.SANI.01.13.00.100072		TROCAR VÍDEOCIRUGIA 5mm. Ø C/ BALON Y S. FIJACION	Con reductor. Punta en V o estriada. Longitud del trócar: >=100 y <150 mm	220	21%	30,250000	DEXTROMEDICA, S.L.		CIP:1000127283187-REF:FBT105100	EL CABEZAL DEL TRÓCAR ES DE MAYOR TAMAÑO, LO CUAL RESULTA MENOS ADECUADO CUANDO HAY QUE INTRODUCIR VARIOS TRÓCARES. MATERIAL PLÁSTICO DEL CABEZAL DE MENOR CALIDAD. EL DIAMETRO EXTERNO DE LA CÁNULA DEL TRÓCAR ES ADECUADO PARA SU USO EN CIRUGÍA PEDIÁTRICA Y EN ABORDAJE TRANSTORÁCICO. BALON SIMETRICO DE INFLADO ADECUADO.	13	21%	22,198347	26,860000	11,21%	45	0,483991	24,60	82,60	**DEXTROMEDICA, S.L.**
	4	SU.PC.SANI.01.13.00.100013		TROCAR VIDEOCIRUGIA 10-12MM Ø C/ BALON Y S. FIJACION	Con reductor. Punta en V o estriada. Longitud del trócar: >=100 y <150 mm	120	21%	32,670000	APPLIED MEDICAL DISTRIBUTION EUROPE B.V.		CIP:100119863531-REF:CFR73	TRÓCAR DE 12 MM. EL CABEZAL DEL TRÓCAR ES DE MENOR TAMAÑO, LO CUAL RESULTA ADECUADO CUANDO HAY QUE INTRODUCIR VARIOS TRÓCARES. EL DIAMETRO EXTERNO DE LA CÁNULA DEL TRÓCAR ES ADECUADO PARA SU USO EN CIRUGÍA PEDIÁTRICA Y EN ABORDAJE TRANSTORÁCICO. BALON SIMETRICO DE INFLADO ADECUADO.	20	21%	26,000000	31,460000	3,70%	14,00	0,635728	35,00	69,00	**APPLIED MEDICAL DISTRIBUTION EUROPE B.V.**
	4	SU.PC.SANI.01.13.00.100013		TROCAR VIDEOCIRUGIA 10-12MM Ø C/ BALON Y S. FIJACION	Con reductor. Punta en V o estriada. Longitud del trócar: >=100 y <150 mm	120	21%	32,670000	APPLIED MEDICAL DISTRIBUTION EUROPE B.V.	V1	CIP:100119884442-REF:CFR33	TRÓCAR DE 11 MM, QUE ES MENOS ADECUADO PARA LA INTRODUCCIÓN DE ENDOGRAPADORAS. EL CABEZAL DEL TRÓCAR ES DE MENOR TAMAÑO, LO CUAL RESULTA ADECUADO CUANDO HAY QUE INTRODUCIR VARIOS TRÓCARES. EL DIAMETRO EXTERNO DE LA CÁNULA DEL TRÓCAR ES ADECUADO PARA SU USO EN CIRUGÍA PEDIÁTRICA Y EN ABORDAJE TRANSTORÁCICO. BALON SIMETRICO DE INFLADO ADECUADO.	13	21%	26,000000	31,460000	3,70%	14,00	0,413223	22,75	49,75	

Agr	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERISTICAS TÉCNICAS	UdsLic	%iva	PreLicIVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos	%iva OFERTA	P.Unitaria s/IVA	P.Unitaria c/IVA	% BAJADA	PUNTOS	GRADO DE EFICIENCIA	PUNTOS	TOTAL	ADJUDICATARIO
	4	SU.PC.SANI.01.13.00.100013		TROCAR VIDEOCIRUGIA 10-12MM Ø C/ BALON Y S. FIJACION	Con reductor. Punta en V o estriada. Longitud del trócar: >=100 y <150 mm	120	21%	32,670000	DEXTROMEDICA, S.L.		CIP:100127283288-REF:FBT11210R	TRÓCAR DE 12 MM. EL CABEZAL DEL TRÓCAR ES DE MAYOR TAMAÑO, LO CUAL RESULTA MENOS ADECUADO CUANDO HAY QUE INTRODUCIR VARIOS TRÓCARES. MATERIAL PLÁSTICO DEL CABEZAL DE MENOR CALIDAD. EL DIAMETRO EXTERNO DE LA CÁNULA DEL TRÓCAR ES MAYOR, LOQ UE RESULTA MENOS ADECUADO PARA SU USO EN CIRUGÍA PEDIÁTRICA Y EN ABORDAJE TRANSTORÁCICO. BALON SIMETRICO DE DIÁMETRO EXCESIVO POR LO QUE OCUPA DEMASIADO ESPACIO EN LA CAVIDAD PERITONEAL	7	21%	23,198347	28,070000	14,08%	45,00	0,249377	13,73	65,73	
	5	SU.PC.SANI.01.13.00.100051	B63850	TROCAR VIDEOCIRUGIA 5mm.Ø-Reductor:no;Tipo de punta:en v;Diámetro del trócar:[5-5];Longitud del trócar:[50-100);		200	21%	49,005000	B.BRAUN SURGICAL, S.A		CIP:100093992416-REF:EK212SU	DISPONEN DE UNA BUENA VÁLVULA, EL CABEZAL DEL TRÓCAR ES MUY PEQUEÑO Y DE MUY POCO PESO, LO QUE FACILITA LA MANIOBRABILIDAD EN LAS CIRUGÍAS A MEDIDA QUE AUMENTA EL NÚMERO DE TRÓCARES A INTRODUCIR, SIENDO EL SISTEMA DE AGARRE MUY ADECUADO, CON LO QUE DIFICILMENTE SE SALEN DE LA PARED. LA PUNTA DE LA CÁNULA NO RESULTA ADECUADA EN NIÑOS MUY PEQUEÑOS POR EL EFECTO TIENDA DE CAMPAÑA.EL TAMAÑO DEL TRÓCAR ES ADECUADO DE 60MM	13	21%	22,000000	26,620000	45,68%	45	0,488355	35,00	93,00	**B.BRAUN SURGICAL, S.A**
	5	SU.PC.SANI.01.13.00.100051	B63850	TROCAR VIDEOCIRUGIA 5mm.Ø-Reductor:no;Tipo de punta:en v;Diámetro del trócar:[5-5];Longitud del trócar:[50-100);		200	21%	49,005000	DISMEVAL S.L.		CIP:100126851729-REF:BLT305-	DISPONEN DE UNA BUENA VÁLVULA, EL CABEZAL DEL TRÓCAR ES DE TAMAÑO ADECUADO Y EL TRÓCAR ES DE PESO ADECUADO, LO QUE FACILITA LA MANIOBRABILIDAD EN LAS CIRUGÍAS DE PACIENTES PEDIÁTRICOS A MEDIDA QUE AUMENTA EL NÚMERO DE TRÓCARES A INTRODUCIR . SIENDO EL SISTEMA DE AGARRE ADECUADO, CON LO QUE DIFICILMENTE SE SALEN DE LA PARED. LA PUNTA DE LA CÁNULA NO ES ADECUADA PARA NIÑOS PEQUEÑOS, AL PROVOCAR EFECTO TIENDA DE CAMPAÑA EN SU INTRODUCCIÓN. EL TAMAÑO DEL TRÓCAR ES DE 100 MM, LO QUE RESULTA IDADECUADO PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS	5	21%	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	-	
	5	SU.PC.SANI.01.13.00.100051	B63850	TROCAR VIDEOCIRUGIA 5mm.Ø-Reductor:no;Tipo de punta:en v;Diámetro del trócar:[5-5];Longitud del trócar:[50-100);		200	21%	49,005000	JOHNSON & JOHNSON S.A.		CIP:100009438931-REF:D5ST	DISPONEN DE UNA BUENA VÁLVULA, EL CABEZAL DEL TRÓCAR ES MUY GRANDE Y EL TRÓCAR ES DE MAYOR PESO, LO QUE DIFICULTA LA MANIOBRABILIDAD EN LAS CIRUGÍAS DE PACIENTES PEDIÁTRICOS A MEDIDA QUE AUMENTA EL NÚMERO DE TRÓCARES A INTRODUCIR . SIENDO EL SISTEMA DE AGARRE ADECUADO, CON LO QUE DIFICILMENTE SE SALEN DE LA PARED. LA PUNTA DE LA CÁNULA ES ADECUADA EN CUANTO A SU AFILADO, LA CUCHILLA ES PROTEGIDA, AUNQUE LA PARTE DE LA MISMA QUE ASOMA ES EXCESIVA, LO QUE PROVOCA MAYOR POSIBILIDAD DE LESIÓN DE ORGANOS INTERNOS DURANTE SU INTRODUCCIÓN, LO QUE DISMINUYE LA SEGURIDAD. TAMAÑO DE 75 MM QUE SE CONSIDERA ADECUADO	7	21%	35,000000	42,350000	13,58%	37,972973	0,165289	11,85	56,82	
	5	SU.PC.SANI.01.13.00.100051	B63850	TROCAR VIDEOCIRUGIA 5mm.Ø-Reductor:no;Tipo de punta:en v;Diámetro del trócar:[5-5];Longitud del trócar:[50-100);		200	21%	49,005000	MBA INCORPORADO S.L.		CIP:100100812315-REF:ET-TR5B	DISPONEN DE UNA BUENA VÁLVULA, EL CABEZAL DEL TRÓCAR ES GRANDE Y EL TRÓCAR ES DE MAYOR PESO, LO QUE DIFICULTA LA MANIOBRABILIDAD EN LAS CIRUGÍAS DE PACIENTES PEDIÁTRICOS A MEDIDA QUE AUMENTA EL NÚMERO DE TRÓCARES A INTRODUCIR . SIENDO EL SISTEMA DE AGARRE ADECUADO, CON LO QUE DIFICILMENTE SE SALEN DE LA PARED. LA PUNTA DE LA CÁNULA ES ADECUADA EN CUANTO A SU AFILADO, LA CUCHILLA ES PROTEGIDA, AUNQUE LA PARTE DE LA MISMA QUE ASOMA ES EXCESIVA, LO QUE PROVOCA MAYOR POSIBILIDAD DE LESIÓN DE ORGANOS INTERNOS DURANTE SU INTRODUCCIÓN, LO QUE DISMINUYE LA SEGURIDAD. EL TAMAÑO DEL TRÓCAR ES DE 100 MM, LO QUE RESULTA IDADECUADO PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS	5	21%	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	-	
	5	SU.PC.SANI.01.13.00.100051	B63850	TROCAR VIDEOCIRUGIA 5mm.Ø-Reductor:no;Tipo de punta:en v;Diámetro del trócar:[5-5];Longitud del trócar:[50-100);		200	21%	49,005000	MEDTRONIC IBERICA S.A.		CIP:100102523398-REF:B5SHF	DISPONEN DE UNA BUENA VÁLVULA, EL CABEZAL DEL TRÓCAR ES MUY PEQUEÑO Y DE MUY POCO PESO, LO QUE FACILITA LA MANIOBRABILIDAD EN LAS CIRUGÍAS A MEIDA QUE AUMENTA EL NÚMERO DE TRÓCARES A INTRODUCIR, SIENDO EL SISTEMA DE AGARRE MUY ADECUADO, CON LO QUE DIFICILMENTE SE SALEN DE LA PARED. LA PUNTA DE LA CÁNULA ES ADECUADA EN CUANTO A SU AFILADO, LA CUCHILLA ES PROTEGIDA, CON SISTEMA QUE OCULTA CON RAPIDEZ LA MISMA,LA PARTE DE CUCHILLA QUE ASOMA ES DE APENAS 1 MM, LO QUE AUMENTA LA SEGURIDAD, PERO LO SUFICIENTE PARA EVITAR EFECTO TIENDA DE CAMPAÑA EN PACIENTES PEDIÁTRICOS.EL TAMAÑO DEL TRÓCAR ES ADECUADO DE 70MM	20	21%	36,000000	43,560000	11,11%	37,4324324	0,459137	32,91	90,34	
	5	SU.PC.SANI.01.13.00.100051	B63850	TROCAR VIDEOCIRUGIA 5mm.Ø-Reductor:no;Tipo de punta:en v;Diámetro del trócar:[5-5];Longitud del trócar:[50-100);		200	21%	49,005000	MOLNLYCKE HEALTH CARE S.L.		CIP:100126455628-REF:899300	DISPONEN DE UNA BUENA VÁLVULA, EL CABEZAL DEL TRÓCAR ES GRANDE Y EL TRÓCAR ES DE MAYOR PESO, LO QUE DIFICULTA LA MANIOBRABILIDAD EN LAS CIRUGÍAS DE PACIENTES PEDIÁTRICOS A MEDIDA QUE AUMENTA EL NÚMERO DE TRÓCARES A INTRODUCIR . SIENDO EL SISTEMA DE AGARRE ADECUADO, CON LO QUE DIFICILMENTE SE SALEN DE LA PARED. LA PUNTA DE LA CÁNULA ES ADECUADA EN CUANTO A SU AFILADO, LA CUCHILLA ES PROTEGIDA, AUNQUE A PARTE DE LA MISMA QUE ASOMA ES EXCESIVA, LO QUE PROVOCA MAYOR MPOSIBILIDAD DE LESIÓN DE ORGANOS INTERNOS DURANTE SU INTRODUCCIÓN, LO QUE DISMINUYE LA SEGURIDAD. EL TAMAÑO DEL TRÓCAR ES ADECUADO DE 70 MM	7	21%	24,950000	30,189500	38,40%	43,4054054	0,231869	16,62	67,02	
	5	SU.PC.SANI.01.13.00.100051	B63850	TROCAR VIDEOCIRUGIA 5mm.Ø-Reductor:no;Tipo de punta:en v;Diámetro del trócar:[5-5];Longitud del trócar:[50-100);		200	21%	49,005000	PRODUCTOS ESPECIALES NEOMEDIC INTERNATIONAL S.L.		CIP:100080924022-REF:101Y.511	EL CABEZAL DEL TRÓCAR ES GRANDE Y EL TRÓCAR ES DE MAYOR PESO, LO QUE DIFICULTA LA MANIOBRABILIDAD EN LAS CIRUGÍAS DE PACIENTES PEDIÁTRICOS A MEDIDA QUE AUMENTA EL NÚMERO DE TRÓCARES A INTRODUCIR . EL SISTEMA DE AGARRE ES DÉBIL, CON LO QUE SUPONE MAYOR RIESGO DE SALIDA DE LA PARED. LA PUNTA DE LA CÁNULA RESULTA INADECUADA PARA NIÑOS MUY PEQUEÑOS AL PROVOCAR EFECTO TIENDA DE CAMPAÑA EN SU INTRODUCCION. EL TAMAÑO DEL TRÓCAR ES DE 100 MM, LO QUE NO ES ADECUADO PARA EL USO EN PACIENTES PEDIÁTRICOS	5	21%	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	-	

Agr	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERISTICAS TÉCNICAS	UdsLic	%iva	PreLicIVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos	%iva OFERTA	P.Unitaria s/IVA	P.Unitaria c/IVA	% BAJADA	PUNTOS	GRADO DE EFICIENCIA	PUNTOS	TOTAL	ADJUDICATARIO
	5	SU.PC.SANI.01.13.00.100051	B63850	TROCAR VIDEOCIRUGIA 5mm.Ø-Reductor:no;Tipo de punta:en v;Diámetro del trócar:[5-5];Longitud del trócar:[50-100];		200	21%	49,005000	PANAVALE S.L.		CIP:100126865760-REF:T05-100-BF	DISPONEN DE UNA VÁLVULA OBLICUA QUE OCUPA ESPACIO IMPRESCINDIBLE EN EL PACIENTE PEDIATRICO, EL CABEZAL DEL TRÓCAR ES GRANDE Y EL TRÓCAR ES DE MAYOR PESO, LO QUE DIFICULTA LA MANIOBRABILIDAD EN LAS CIRUGÍAS DE PACIENTES PEDIÁTRICOS A MEDIDA QUE AUMENTA EL NÚMERO DE TRÓCARES A INTRODUCIR . SIENDO EL SISTEMA DE AGARRE ADECUADO, CON LO QUE DIFICILMENTE SE SALEN DE LA PARED. LA PUNTA DE LA CÁNULA RESULTA INADECUADA PARA NIÑOS MUY PEQUEÑOS AL PROVOCAR EFECTO TIENDA DE CAMPAÑA EN SU INTRODUCCION. EL TAMAÑO DEL TRÓCAR ES DE 100MM, LO QUE RESULTA INDAECUADO PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS	5	21%	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	-	
	6	SU.PC.SANI.01.13.00.400000	B46320	TROCAR TORACICO 5mm.Ø-Reductor:no;Tipo de punta:roma;Diámetro del trócar:[5-5];Longitud del trócar:[0-50];		40	21%	27,830000	MEDTRONIC IBERICA S.A.		CIP:100000757752-REF:179305	EL TRÓCAR OFERTADO ES ADECUADO, PERO ES MÁS CORTO QUE EL DE LA OTRA OFERTA (50 MM), CON LO QUE RESULTA MENOS EFICAZ PARA PACIENTES DE MAYOR GROSOR DE LA PARED TORÁCICA	13	21%	20,700000	25,047000	10,00%	35,00	0,519024	21,02	69,02	
	6	SU.PC.SANI.01.13.00.400000	B46320	TROCAR TORACICO 5mm.Ø-Reductor:no;Tipo de punta:roma;Diámetro del trócar:[5-5];Longitud del trócar:[0-50];		40	21%	27,830000	SISTEMAS INTEGRALES DE MEDICINA S.A.		CIP:100100813527-REF:LM5056	EL TRÓCAR OFERTADO ES ADECUADO, SIENDO MÁS LARGO (65 MM) CON LO QUE ES MÁS EFICAZ PARA PACIENTES DE MAYOR GROSOR DE LA PARED TORÁCICA	20	21%	19,130000	23,147300	16,83%	45,00	0,864032	35,00	100,00	**SISTEMAS INTEGRALES DE MEDICINA S.A.**
	7	SU.PC.SANI.01.13.00.400001	B64247	TROCAR TORACICO 10-12mm.Ø-Reductor:no;Tipo de punta:roma;Diámetro del trócar:[10-10];Longitud del trócar:[0-50];		40	21%	27,951000	MEDTRONIC IBERICA S.A.		CIP:100000757853-REF:179301	EL TRÓCAR OFERTADO ES ADECUADO, PERO ES MÁS CORTO QUE EL DE LA OTRA OFERTA (50 MM), CON LO QUE RESULTA MENOS EFICAZ PARA PACIENTES DE MAYOR GROSOR DE LA PARED TORÁCICA	13	21%	20,790000	25,155900	10,00%	35	0,516777	20,93	68,93	
	7	SU.PC.SANI.01.13.00.400001	B64247	TROCAR TORACICO 10-12mm.Ø-Reductor:no;Tipo de punta:roma;Diámetro del trócar:[10-10];Longitud del trócar:[0-50];		40	21%	27,951000	SISTEMAS INTEGRALES DE MEDICINA S.A.		CIP:100100798262-REF:LM50511	EL TRÓCAR OFERTADO ES ADECUADO, SIENDO MÁS LARGO (65 MM) CON LO QUE ES MÁS EFICAZ PARA PACIENTES DE MAYOR GROSOR DE LA PARED TORÁCICA	20	21%	19,130000	23,147300	17,19%	45	0,864032	35,00	100,00	**SISTEMAS INTEGRALES DE MEDICINA S.A.**
	8	SU.PC.SANI.01.13.00.600002	E59686	PUERTO ACCESO MULTIPLE TRANSANAL-Nºpuertos:[3-3];		30	21%	453,750000	APPLIED MEDICAL DISTRIBUTION EUROPE B.V.		CIP:100080600757-REF:CNO11	LA OFERTA ES MUYA DECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	20	21%	374,000000	452,540000	0,27%	1,75	0,044195	35,00	56,75	**APPLIED MEDICAL DISTRIBUTION EUROPE B.V.**
	9	SU.PC.SANI.01.13.00.600003	F34571	PUERTO DE ACCESO CON FILTRO PARA RECIRCULACIÓN DE CO2-DIÁMETRO DEL PUERTO:[12-12];	Para uso con equipo de insuflación avanzados AirSeal	156	21%	435,600000	PALEX MEDICAL S.A.		CIP:100125353697-REF:434233	EL PRODUCTO OFERTADO ES MUY ADECUADO PARA EL USO A QUE VA DESTINADO	20	21%	360,000000	435,600000	0,00%	0	0,045914	35	55,00	**PALEX MEDICAL S.A.**
	10	SU.PC.SANI.01.13.00.600003	F34573	PUERTO DE ACCESO CON FILTRO PARA RECIRCULACIÓN DE CO2-DIÁMETRO DEL PUERTO:[8-8];	Para uso con equipo de insuflación avanzados AirSeal	60	21%	435,600000	PALEX MEDICAL S.A.		CIP:100125353596-REF:434232	EL PRODUCTO OFERTADO ES MUY ADECUADO PARA EL USO A QUE VA DESTINADO	20	21%	360,000000	435,600000	0,00%	0,00	0,045914	35,00	55,00	**PALEX MEDICAL S.A.**
	11	SU.PC.SANI.01.13.00.600003	F34572	PUERTO DE ACCESO CON FILTRO PARA RECIRCULACIÓN DE CO2-DIÁMETRO DEL PUERTO:[5-5];	Para uso con equipo de insuflación avanzados AirSeal	12	21%	435,600000	PALEX MEDICAL S.A.		CIP:100125353495-REF:434231	EL PRODUCTO OFERTADO ES MUY ADECUADO PARA EL USO A QUE VA DESTINADO	20	21%	360,000000	435,600000	0,00%	0	0,045914	35	55,00	**PALEX MEDICAL S.A.**
	12	SU.PC.SANI.01.13.01.000000	D44250	DISECTOR 5mm.Ø-Longitud:(25-35];Diámetro:5 mm;Tipo de punta:curvo;		66	21%	81,372500	APPLIED MEDICAL DISTRIBUTION EUROPE B.V.		CIP:100071269491-REF:CY010	MANGO MUY ERGONÓMICO EN CUANTO A LA POSICIÓN DE LA MUÑECA, RUEDA FRONTAL DE FÁCIL MANEJO PARA EL GIRO. NO TIENE OREJUELAS DE LAS MANDÍBULAS, CON LO CUAL EVITA EL DAÑO DE LOS TEJIDOS AL DISECAR. LONGITUD MUY ADECUADA DE LAS MANDÍBULAS Y DEL VÁSTAGO, QUE LO HACE ADECUADO PARA ENFERMOS OBESOS	20	21%	30,000000	36,300000	55,39%	42,62	0,550964	35,00	97,62	**APPLIED MEDICAL DISTRIBUTION EUROPE B.V.**
	12	SU.PC.SANI.01.13.01.000000	D44250	DISECTOR 5mm.Ø-Longitud:(25-35];Diámetro:5 mm;Tipo de punta:curvo;		66	21%	81,372500	B.BRAUN SURGICAL, S.A		CIP:100010308434-REF:PO841SU	MANGO ERGONÓMICO EN CUANTO A LA POSICIÓN DE LA MUÑECA, RUEDA FRONTAL DE ADECUADO MANEJO PARA EL GIRO. NO TIENE OREJUELAS DE LAS MANDÍBULAS, CON LO CUAL EVITA EL DAÑO DE LOS TEJIDOS AL DISECAR. LA LONGITUD DE LAS MANDÍBULAS RESULTA ALGO CORTA PARA ALGUNOS DE LOS USOS PREVISTOS. VÁSTAGO ALGO MÁS CORTO QUE EL DE OTRAS OFERTAS, LO QUE DIFICULTA EL USO PARA ENFERMOS OBESOS	13	21%	40,000000	48,400000	40,52%	40,58	0,268595	17,06	70,64	
	12	SU.PC.SANI.01.13.01.000000	D44250	DISECTOR 5mm.Ø-Longitud:(25-35];Diámetro:5 mm;Tipo de punta:curvo;		66	21%	81,372500	DGM VASCULAR S.L.		CIP:100103771293-REF:0208-DD01XX	MANGO POCO ERGONÓMICO EN SU MANEJO EN LA POSICIÓN DE AGARRE DE LA MUÑECA DEL CIRUJANO, QUE OBLIGA A UN ESFUERZO CONTINUO. LA RUEDA FRONTAL PARA EL GIRO DEL DISECTOR ES POCO SUAVE. LAS OREJUELAS DE LAS MANDÍBULAS SE ABREN Y PUEDEN DAÑAR LOS TEJIDOS AL DISECAR. LONGITUD DEL VÁSTAGO CORRECTA	7	21%	42,000000	50,820000	37,55%	40,17	0,137741	8,75	55,92	
	12	SU.PC.SANI.01.13.01.000000	D44250	DISECTOR 5mm.Ø-Longitud:(25-35];Diámetro:5 mm;Tipo de punta:curvo;		66	21%	81,372500	DEXTROMEDICA, S.L.		CIP:100102603407-REF:302.802	MANGO POCO ERGONÓMICO EN SU MANEJO EN LA POSICIÓN DE AGARRE DE LA MUÑECA DEL CIRUJANO, QUE OBLIGA A UN ESFUERZO CONTINUO. RUEDA FRONTAL DE FÁCIL MANEJO PARA EL GIRO. LAS OREJUELAS DE LAS MANDÍBULAS SE ABREN Y PUEDEN DAÑAR LOS TEJIDOS AL DISECAR. VÁSTAGO MÁS CORTO LO QUE DIFICULTA SU USO EN PACIENTES OBESOS	7	21%	18,396694	22,260000	72,64%	45,00	0,314465	19,98	71,98	
	12	SU.PC.SANI.01.13.01.000000	D44250	DISECTOR 5mm.Ø-Longitud:(25-35];Diámetro:5 mm;Tipo de punta:curvo;		66	21%	81,372500	IHT MEDICAL S.A.		CIP:100087899460-REF:5000012 (MD5330)	MANGO POCO ERGONÓMICO EN SU MANEJO EN LA POSICIÓN DE AGARRE DE LA MUÑECA DEL CIRUJANO, QUE OBLIGA A UN ESFUERZO CONTINUO. LAS OREJUELAS DE LAS MANDÍBULAS SE ABREN Y PUEDEN DAÑAR LOS TEJIDOS AL DISECAR, MANDÍBULAS MÁS DEBILES QUE OTRAS OFERTAS. LA SUFERCICIE DE AGARRE DE LA RUEDA FRONTAL PARA EL GIRO DEL DISECTOR ES MÁS PEQUEÑA LO QUE DIFICULTA LA MANIOBRABILIDAD FRENTE A OTRAS OFERTAS. LONGITUD DEL VÁSTAGO CORRECTA	7	21%	43,600000	52,756000	35,17%	39,84	0,132686	8,43	55,27	
	12	SU.PC.SANI.01.13.01.000000	D44250	DISECTOR 5mm.Ø-Longitud:(25-35];Diámetro:5 mm;Tipo de punta:curvo;		66	21%	81,372500	JOHNSON & JOHNSON S.A.		CIP:100000891504-REF:5DCD	MANGO ADECUADO EN CUANTO A SU ERGONOMÍA. RUEDA FRONTAL DE FÁCIL MANEJO PARA EL GIRO. LAS OREJUELAS DE LAS MANDÍBULAS SE ABREN Y PUEDEN DAÑAR LOS TEJIDOS AL DISECAR. VÁSTAGO ALGO MÁS CORTO QUE EL DE OTRAS OFERTAS, LO QUE DIFICULTA EL USO PARA PACIENTES OBESOS	13	21%	67,000000	81,070000	0,37%	1,75	0,160355	10,19	24,94	
	12	SU.PC.SANI.01.13.01.000000	D44250	DISECTOR 5mm.Ø-Longitud:(25-35];Diámetro:5 mm;Tipo de punta:curvo;		66	21%	81,372500	MBA INCORPORADO S.L.		CIP:100097303168-REF:EP-D01	MANGO POCO ERGONÓMICO EN SU MANEJO EN LA POSICIÓN DE AGARRE DE LA MUÑECA DEL CIRUJANO, QUE OBLIGA A UN ESFUERZO CONTINUO. RUEDA FRONTAL DE FÁCIL MANEJO PARA EL GIRO. LAS OREJUELAS DE LAS MANDÍBULAS SE ABREN Y PUEDEN DAÑAR LOS TEJIDOS AL DISECAR. LONGITUD DEL VÁSTAGO ALGO MÁS CORTO, LO QUE DIFICULTA EL USO EN PACIENTES OBESOS	7	21%	29,000000	35,090000	56,88%	42,83	0,199487	12,67	62,50	

Agr	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERISTICAS TÉCNICAS	UdsLic	%iva	PreLicIVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos	%iva OFERTA	P.Unitaria s/IVA	P.Unitaria c/IVA	% BAJADA	PUNTOS	GRADO DE EFICIENCIA	PUNTOS	TOTAL	ADJUDICATARIO
	12	SU.PC.SANI.01.13.01.000000	D44250	DISECTOR 5mm.Ø-Longitud:(25-35];Diámetro:5 mm;Tipo de punta:curvo;		66	21%	81,372500	MEDTRONIC IBERICA S.A.		CIP:100000891605-REF:176645	MANGO DE DIFÍCIL MANEJO EN CUANTO A SU APERTURA, Y POR TANTO POCO ERGONÓMICO. LAS OREJUELAS DE LAS MANDÍBULAS SON MUY PEQUEÑAS, POR LO QUE ES POCO PROBABLE QUE AL ABRIRSE DAÑEN LOS TEJIDOS AL DISECAR. EL TERMINAL DE COAGULACIÓN SURGE EN EL MISMO SENTIDO DEL TRABAJO, CON LO QUE PUEDE CHOCAR CON LA MANO DEL CIRUJANO. LA SUFERCICIE DE AGARRE DE LA RUEDA FRONTAL PARA EL GIRO DEL DISECTOR AUNQUE ES SUAVE ES MUY PEQUEÑA, LO QUE DIFICULTA LA MANIOBRABILIDAD FRENTE A OTRAS OFERTAS. VÁSTAGO MÁS CORTO QUE EL DE OTRAS OFERTAS, LO QUE DIFICULTA SU USO EN PACIENTES OBESOS	7	21%	58,000000	70,180000	13,75%	36,89	0,099744	6,34	50,23	
	12	SU.PC.SANI.01.13.01.000000	D44250	DISECTOR 5mm.Ø-Longitud:(25-35];Diámetro:5 mm;Tipo de punta:curvo;		66	21%	81,372500	MOLNLYCKE HEALTH CARE S.L.		CIP:100126455426-REF:899201	MANGO MÁS ERGONÓMICO QUE OTRA OFERTAS EN CUANTO A LA POSICIÓN DE LA MUÑECA,CÓMODO EL AGARRE. RUEDA FRONTAL DE FÁCIL MANEJO PARA EL GIRO. LAS OREJUELAS DE LAS MANDÍBULAS SE ABREN Y PUEDEN DAÑAR LOS TEJIDOS AL DISECAR. LA LONGITUD DE LAS MANDÓBULAS RESULTA ALGO CORTA PARA ALGUNOS DE LOS USOS PREVISTOS	13	21%	33,950000	41,079500	49,52%	41,82	0,31646	20,10	74,92	
	12	SU.PC.SANI.01.13.01.000000	D44250	DISECTOR 5mm.Ø-Longitud:(25-35];Diámetro:5 mm;Tipo de punta:curvo;		66	21%	81,372500	PRODUCTOS ESPECIALES NEOMEDIC INTERNATIONAL S.L.		CIP:100122953159-REF:5N.701	MANGO MÁS ERGONÓMICO QUE OTRA OFERTAS EN CUANTO A LA POSICIÓN DE LA MUÑECA, RUEDA FRONTAL DE FÁCIL MANEJO PARA EL GIRO. LAS OREJUELAS DE LAS MANDÍBULAS SE ABREN Y PUEDEN DAÑAR LOS TEJIDOS AL DISECAR. LAS MANDÍBULAS SON MÁS DÉBILES, POR LO QUE OSCILAN AL MANEJARLAS. VÁSTAGO DE LONGITUD ADECUADA	7	21%	24,512397	29,660000	63,55%	43,75	0,236008	14,99	65,74	
	12	SU.PC.SANI.01.13.01.000000	D44250	DISECTOR 5mm.Ø-Longitud:(25-35];Diámetro:5 mm;Tipo de punta:curvo;		66	21%	81,372500	PALEX MEDICAL S.A.		CIP:100029680794-REF:533-005-905	MANGO MÁS ERGONÓMICO QUE OTRA OFERTAS EN CUANTO A LA POSICIÓN DE LA MUÑECA, RUEDA FRONTAL DE FÁCIL MANEJO PARA EL GIRO. LAS OREJUELAS DE LAS MANDÍBULAS SE ABREN Y PUEDEN DAÑAR LOS TEJIDOS AL DISECAR, AUNQUE SON MÁS PEQUEÑAS QUE OTRAS OFERTAS. LONGITUD DEL VÁSTAGO ADECUADA	13	21%	43,991736	53,230000	34,58%	39,76	0,244223	15,51	68,28	
	12	SU.PC.SANI.01.13.01.000000	D44250	DISECTOR 5mm.Ø-Longitud:(25-35];Diámetro:5 mm;Tipo de punta:curvo;		66	21%	81,372500	PANAVALE S.L.		CIP:100073786011-REF:302.802	MANGO POCO ERGONÓMICO EN SU MANEJO EN LA POSICIÓN DE AGARRE DE LA MUÑECA DEL CIRUJANO, QUE OBLIGA A UN ESFUERZO CONTINUO. RUEDA FRONTAL DE FÁCIL MANEJO PARA EL GIRO.LAS OREJUELAS DE LAS MANDÍBULAS SE ABREN Y PUEDEN DAÑAR LOS TEJIDOS AL DISECAR. VÁSTAGO MÁS CORTO QUE EL DE OTRAS OFERTAS, LO QUE DIFICULTA SU USO EN PACIENTES OBESOS	7	21%	31,000000	37,510000	53,90%	42,42	0,186617	11,85	61,28	
	12	SU.PC.SANI.01.13.01.000000	D44250	DISECTOR 5mm.Ø-Longitud:(25-35];Diámetro:5 mm;Tipo de punta:curvo;		66	21%	81,372500	PROTESIS HOSPITALARIAS S.A. (PROHOSA)		CIP:100095581760-REF:PS4552	MANGO ERGONÓMICO EN CUANTO A LA POSICIÓN DE LA MUÑECA, RUEDA FRONTAL DE FÁCIL MANEJO PARA EL GIRO. LAS OREJUELAS DE LAS MANDÍBULAS SE ABREN Y PUEDEN DAÑAR LOS TEJIDOS AL DISECAR. VÁSTAGO ALGO MÁS CORTO QUE EL DE OTRAS OFERTAS, LO QUE DIFICULTA EL USO PARA PACIENTES OBESOS	13	21%	31,421488	38,020000	53,28%	42,33	0,341925	21,72	77,05	
	12	SU.PC.SANI.01.13.01.000000	D44250	DISECTOR 5mm.Ø-Longitud:(25-35];Diámetro:5 mm;Tipo de punta:curvo;		66	21%	81,372500	SISTEMAS INTEGRALES DE MEDICINA S.A.		CIP:100100797555-REF:LM705	MANGO ACEPTABLE EN CUANTO A SU ERGONOMÍA. LAS OREJUELAS DE LAS MANDÍBULAS SE ABREN Y PUEDEN DAÑAR LOS TEJIDOS AL DISECAR. LA SUFERCICIE DE AGARRE DE LA RUEDA FRONTAL PARA EL GIRO DEL DISECTOR ES MUY PEQUEÑA, Y ADEMÁS POCO SUAVE, LO QUE DIFICULTA LA MANIOBRABILIDAD FRENTE A OTRAS OFERTAS. VÁSTAGO MÁS CORTO QUE EL DE OTRAS OFERTAS, LO QUE DIFICULTA SU USO EN PACIENTES OBESOS	7	21%	28,650000	34,666500	57,40%	42,90	0,201924	12,83	62,73	
	13	SU.PC.SANI.01.13.01.100033	B68960	PINZA AGARRE 5mm.Ø-Longitud:(30-50];Diámetro:5 mm;Tipo de punta:fenestrada;		120	21%	48,400000	B.BRAUN SURGICAL, S.A		CIP:100013992739-REF:PO843SU	MANGO DE ERGONOMÍA CORRECTA EN CUANTO A LA POSICIÓN DE LA MUÑECA, AUNQUE EL AGARRE NO ES CÓMODO, CON SISTEMA DE BLOQUEO DÉBIL, Y APERTURA DE MANDÍBULAS POCO SUAVE. LA RUEDA FRONTAL PARA EL GIRO DE LA TIJERA ES CORRECTA. CON DIENTES EN LA MANDÍBULA DEL TAMAÑO ADECUADO. LONGITUD DEL VÁSTAGO CORRECTA	13	21%	35,000000	42,350000	12,50%	37,63	0,306966	23,52	74,15	
	13	SU.PC.SANI.01.13.01.100033	B68960	PINZA AGARRE 5mm.Ø-Longitud:(30-50];Diámetro:5 mm;Tipo de punta:fenestrada;		120	21%	48,400000	DGM VASCULAR S.L.		CIP:100126494319-REF:0208-DG01RX	MANGO DE ERGONOMÍA CORRECTA EN CUANTO A LA POSICIÓN DE LA MUÑECA. AGARRE CÓMODO, SISTEMA DE FIJACIÓN ES POCO SEGURO AL ESCAPARSE CON FACILIDAD. LA RUEDA FRONTAL PARA EL GIRO DE LA TIJERA ES POCO SUAVE. MANDÍBULA CON RELIEVE ESTRIADO QUE LA HACE MENOS ADECUADA PARA EL AGARRE. LONGITUD DEL VÁSTAGO CORRECTA	7	21%	35,000000	42,350000	12,50%	37,63	0,165289	12,66	57,30	
	13	SU.PC.SANI.01.13.01.100033	B68960	PINZA AGARRE 5mm.Ø-Longitud:(30-50];Diámetro:5 mm;Tipo de punta:fenestrada;		120	21%	48,400000	DGM VASCULAR S.L.	V1	CIP:100126533919-REF:0208-DG01RXB	MANGO DE ERGONOMÍA CORRECTA EN CUANTO A LA POSICIÓN DE LA MUÑECA. AGARRE CÓMODO, SISTEMA DE FIJACIÓN ES POCO SEGURO AL ESCAPARSE CON FACILIDAD. LA RUEDA FRONTAL PARA EL GIRO DE LA TIJERA ES POCO SUAVE. MANDÍBULA CON RELIEVE ESTRIADO QUE LA HACE MENOS ADECUADA PARA EL AGARRE. LONGITUD DEL VÁSTAGO EXCESIVAMENTE LARGA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	5	21%	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	-	
	13	SU.PC.SANI.01.13.01.100033	B68960	PINZA AGARRE 5mm.Ø-Longitud:(30-50];Diámetro:5 mm;Tipo de punta:fenestrada;		120	21%	48,400000	DEXTROMEDICA, S.L.		CIP:100102603205-REF:302.822	MANGO DE ERGONOMÍA CORRECTA EN CUANTO A LA POSICIÓN DE LA MUÑECA. AGARRE CÓMODO, SISTEMA DE FIJACIÓN ES ADECUADO. LA RUEDA FRONTAL PARA EL GIRO DE LA TIJERA ES SUAVE. MANDÍBULA CON RELIEVE ESTRIADO QUE LA HACE MENOS ADECUADA PARA EL AGARRE. LONGITUD DEL VÁSTAGO CORRECTA	7	21%	21,000000	25,410000	47,50%	45,00	0,275482	21,11	73,11	
	13	SU.PC.SANI.01.13.01.100033	B68960	PINZA AGARRE 5mm.Ø-Longitud:(30-50];Diámetro:5 mm;Tipo de punta:fenestrada;		120	21%	48,400000	MBA INCORPORADO S.L.		CIP:100097293652-REF:EP-EG02	MANGO DE ERGONOMÍA CORRECTA EN CUANTO A LA POSICIÓN DE LA MUÑECA. AGARRE CÓMODO, SISTEMA DE FIJACIÓN ES ADECUADO. LA RUEDA FRONTAL PARA EL GIRO DE LA TIJERA ES SUAVE. MANDÍBULA CON RELIEVE ESTRIADO QUE LA HACE MENOS ADECUADA PARA EL AGARRE. LONGITUD DEL VÁSTAGO CORRECTA	7	21%	29,000000	35,090000	27,50%	40,79	0,199487	15,28	63,07	
	13	SU.PC.SANI.01.13.01.100033	B68960	PINZA AGARRE 5mm.Ø-Longitud:(30-50];Diámetro:5 mm;Tipo de punta:fenestrada;		120	21%	48,400000	MOLNLYCKE HEALTH CARE S.L.		CIP:100125104389-REF:899215	MANGO DE ERGONOMÍA CORRECTA EN CUANTO A LA POSICIÓN DE LA MUÑECA. AGARRE CÓMODO, SISTEMA DE FIJACIÓN ES MUY SEGURO. LA RUEDA FRONTAL PARA EL GIRO DE LA TIJERA ES SUAVE. MANDÍBULA CON RELIEVE ESTRIADO QUE LA HACE MENOS ADECUADA PARA EL AGARRE. LONGITUD DEL VÁSTAGO CORRECTA	7	21%	33,950000	41,079500	15,13%	38,18	0,170401	13,06	58,24	
	13	SU.PC.SANI.01.13.01.100033	B68960	PINZA AGARRE 5mm.Ø-Longitud:(30-50];Diámetro:5 mm;Tipo de punta:fenestrada;		120	21%	48,400000	PRODUCTOS ESPECIALES NEOMEDIC INTERNATIONAL S.L.		CIP:100123074677-REF:5N.703	MANGO DE ERGONOMÍA CORRECTA EN CUANTO A LA POSICIÓN DE LA MUÑECA. AGARRE CÓMODO, SISTEMA DE FIJACIÓN ES ADECUADO. LA RUEDA FRONTAL PARA EL GIRO DE LA TIJERA ES SUAVE. MANDÍBULA CON RELIEVE ESTRIADO QUE LA HACE MENOS ADECUADA PARA EL AGARRE. LONGITUD DEL VÁSTAGO CORRECTA	7	21%	24,512397	29,660000	38,72%	43,15	0,236008	18,08	68,23	

Agr	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERISTICAS TÉCNICAS	UdsLic	%iva	PreLicIVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos	%iva OFERTA	P.Unitaria s/IVA	P.Unitaria c/IVA	% BAJADA	PUNTOS	GRADO DE EFICIENCIA	PUNTOS	TOTAL	ADJUDICATARIO
	13	SU.PC.SANI.01.13.01.100033	B68960	PINZA AGARRE 5mm.Ø-Longitud:(30-50];Diámetro:5 mm;Tipo de punta:fenestrada;		120	21%	48,400000	PALEX MEDICAL S.A.		CIP:100029680592-REF:533-005-920	MANGO DE ERGONOMÍA POCO ADECUADA EN CUANTO A LA POSICIÓN DE LA MUÑECA. AGARRE CÓMODO, SISTEMA DE FIJACIÓN ES POCO CÓMODO POR PRECISAR MUCHA FUERZA O EL USO DE DOS DEDOS. LA RUEDA FRONTAL PARA EL GIRO DE LA TIJERA ES SUAVE. MANDÍBULA CON RELIEVE ESTRIADO QUE LA HACE MENOS ADECUADA PARA EL AGARRE. LONGITUD DEL VÁSTAGO CORRECTA	7	21%	39,991736	48,390000	0,02%	1,75	0,144658	11,08	19,83	
	13	SU.PC.SANI.01.13.01.100033	B68960	PINZA AGARRE 5mm.Ø-Longitud:(30-50];Diámetro:5 mm;Tipo de punta:fenestrada;		120	21%	48,400000	PANAVALE S.L.		CIP:100073772373-REF:302.823	MANGO DE ERGONOMÍA CORRECTA EN CUANTO A LA POSICIÓN DE LA MUÑECA, AGARRE CÓMODO, CON SISTEMA DE BLOQUEO MUY FÁCIL Y CÓMODO. LA RUEDA FRONTAL PARA EL GIRO DE LA PINZA ES MUY SUAVE. CON DIENTES EN LA MANDÍBULA DEL TAMAÑO ADECUADO. LONGITUD DEL VÁSTAGO CORRECTA	20	21%	36,181818	43,780000	9,55%	35	0,45683	35,00	90,00	**PANAVALE S.L.**
	13	SU.PC.SANI.01.13.01.100033	B68960	PINZA AGARRE 5mm.Ø-Longitud:(30-50];Diámetro:5 mm;Tipo de punta:fenestrada;		120	21%	48,400000	SISTEMAS INTEGRALES DE MEDICINA S.A.		CIP:100100812911-REF:LM711R2	MANGO DE ERGONOMÍA CORRECTA EN CUANTO A LA POSICIÓN DE LA MUÑECA. AGARRE CÓMODO, SISTEMA DE FIJACIÓN ES MUY SEGURO. LA RUEDA FRONTAL PARA EL GIRO DE LA TIJERA ES SUAVE. MANDÍBULA CON RELIEVE ESTRIADO QUE LA HACE MENOS ADECUADA PARA EL AGARRE. LONGITUD DEL VÁSTAGO CORRECTA	7	21%	32,030000	38,756300	19,93%	39,19	0,180616	13,84	60,03	
	14	SU.PC.SANI.01.13.01.100039	B43338	PINZA AGARRE 10mm.Ø-Longitud:(30-50];Diámetro:10 mm;Tipo de punta:ultraagarre;		24	21%	107,690000	B.BRAUN SURGICAL, S.A		REF:PO845SU	EXCLUIDA AL NO DISPONER DE CIP	-	21%							-	
	14	SU.PC.SANI.01.13.01.100039	B43338	PINZA AGARRE 10mm.Ø-Longitud:(30-50];Diámetro:10 mm;Tipo de punta:ultraagarre;		24	21%	107,690000	DEXTROMEDICA, S.L.		CIP:100102603104-REF:302.823	NO CUMPLE PRESCRIPCIONES AL SER DE 5 MM	0	21%	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	-	
	14	SU.PC.SANI.01.13.01.100039	B43338	PINZA AGARRE 10mm.Ø-Longitud:(30-50];Diámetro:10 mm;Tipo de punta:ultraagarre;		24	21%	107,690000	MEDTRONIC IBERICA S.A.		CIP:100000758560-REF:174001	LA OFERTA ES MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADA	20	21%	89,000000	107,690000	0,000000	0,000000	0,185718	35,000000	55,000000	**MEDTRONIC IBERICA S.A.**
	14	SU.PC.SANI.01.13.01.100039	B43338	PINZA AGARRE 10mm.Ø-Longitud:(30-50];Diámetro:10 mm;Tipo de punta:ultraagarre;		24	21%	107,690000	PRODUCTOS ESPECIALES NEOMEDIC INTERNATIONAL S.L.		CIP:100123183274-REF:5N.704	NO CUMPLE PRESCRIPCIONES AL SER DE 5 MM	0	21%	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	-	
	15	SU.PC.SANI.01.13.01.405000	B90298	TIJERA ELECTROQUIRURGICA 5mm.Ø-Diámetro:5mm;Tipo de conexión:monopolar;Longitud total:[0-200];Tipo de punta:curva;Longitud hoja:[11-11];		38	21%	89,721500	B.BRAUN SURGICAL, S.A		CIP:100010308333-REF:PO840SU	TIJERA DE RAMAS LARGAS, CON CURVATURA ADECUADA EN LA PUNTA, PUNTA MUY ROMA, DE CIERRE POCO PRECISO, LO QUE LA HACE MENOS ADECUADA PARA LOS PROCEDIMIENTOS A LOS QUE VA DESTINADOS MANGO ERGONÓMICO Y DE MUY FÁCIL APERTURA, SISTEMA DE GIRO DE FÁCIL MANEJO	7	21%	42,000000	50,820000	43,36%	41,41	0,137741	20,00	68,41	
	15	SU.PC.SANI.01.13.01.405000	B90298	TIJERA ELECTROQUIRURGICA 5mm.Ø-Diámetro:5mm;Tipo de conexión:monopolar;Longitud total:[0-200];Tipo de punta:curva;Longitud hoja:[11-11];		38	21%	89,721500	DEXTROMEDICA, S.L.		CIP:100081761279-REF:FMS533054	TIJERA DE RAMAS CORTAS, CON PUNTA DE CURVA CORRECTA AUNQUE EXCESIVAMENTE ROMA, LO QUE NO ES ADECUADO PARA LOS PROCEDIMIENTOS A QUE VA DESTINADA, MANGO POCO ERGONÓMICO Y CON MECANISMO DE APERTURA QUE NO ES SUAVE Y SISTEMA DE GIRO DE FÁCIL MANEJO	5	21%	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	-	
	15	SU.PC.SANI.01.13.01.405000	B90298	TIJERA ELECTROQUIRURGICA 5mm.Ø-Diámetro:5mm;Tipo de conexión:monopolar;Longitud total:[0-200];Tipo de punta:curva;Longitud hoja:[11-11];		38	21%	89,721500	DISMEVAL S.L.		CIP:100126820110-REF:DESI05CSX	TIJERA DE RAMAS LARGAS, CON POCA CURVATURA EN LA PUNTA, PUNTA ALGO ROMA, AMBAS CARACTERÍSTICAS LA HACEN POCO ADECUADA PARA LOS PROCEDIMIENTOS A LOS QUE VA DESTINADA, MANGO POCO ERGONÓMICO Y DE MUY DIFÍCIL APERTURA SISTEMA DE GIRO DE FÁCIL MANEJO	5	21%	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	-	
	15	SU.PC.SANI.01.13.01.405000	B90298	TIJERA ELECTROQUIRURGICA 5mm.Ø-Diámetro:5mm;Tipo de conexión:monopolar;Longitud total:[0-200];Tipo de punta:curva;Longitud hoja:[11-11];		38	21%	89,721500	JOHNSON & JOHNSON S.A.		CIP:100000890594-REF:5DCS	TIJERA DE RAMAS LARGAS, CON LA CURVATURA ADECUADA EN LA PUNTA, PUNTA AGUDA ADECUADA, MANGO MUY ERGONÓMICO Y SISTEMA DE GIRO DE FÁCIL MANEJO PARA LA REALIZACIÓN DE MIOTOMÍA LAPAROSCÓPICA EN LA ACALASIA	20	21%	72,150000	87,301500	2,70%	10,5	0,229091	33,26	63,76	
	15	SU.PC.SANI.01.13.01.405000	B90298	TIJERA ELECTROQUIRURGICA 5mm.Ø-Diámetro:5mm;Tipo de conexión:monopolar;Longitud total:[0-200];Tipo de punta:curva;Longitud hoja:[11-11];		38	21%	89,721500	MBA INCORPORADO S.L.		CIP:100097293157-REF:EP-S03	TIJERA DE RAMAS LARGAS, CON PUNTA POCO CURVA Y EXCESIVAMENTE ROMA, LO QUE NO ES ADECUADO PARA LOS PROCEDIMIENTOS A QUE VA DESTINADA, MANGO MUY ERGONÓMICO AUNQUE EL MECANISMO DE APERTURA NO ES SUAVE Y SISTEMA DE GIRO DE FÁCIL MANEJO	5	21%	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	-	
	15	SU.PC.SANI.01.13.01.405000	B90298	TIJERA ELECTROQUIRURGICA 5mm.Ø-Diámetro:5mm;Tipo de conexión:monopolar;Longitud total:[0-200];Tipo de punta:curva;Longitud hoja:[11-11];		38	21%	89,721500	MOLNLYCKE HEALTH CARE S.L.		CIP:100126732828-REF:899216	TIJERA DE RAMAS LARGAS, CON LA CURVATURA ADECUADA EN LA PUNTA, PUNTA ROMA NO MUY ADECUADA AL SER MÁS ADECUADA LA AGUDA, MANGO ERGONÓMICO PERO DE DIFÍCIL APERTURA Y SISTEMA DE GIRO DE FÁCIL MANEJO	7	21%	31,950000	38,659500	56,91%	43,41	0,181068	26,29	76,71	
	15	SU.PC.SANI.01.13.01.405000	B90298	TIJERA ELECTROQUIRURGICA 5mm.Ø-Diámetro:5mm;Tipo de conexión:monopolar;Longitud total:[0-200];Tipo de punta:curva;Longitud hoja:[11-11];		38	21%	89,721500	PRODUCTOS ESPECIALES NEOMEDIC INTERNATIONAL S.L.		CIP:100026807288-REF:101Y.802	TIJERA DE RAMAS LARGAS, CON PUNTA POCO CURVA Y EXCESIVAMENTE ROMA, LO QUE NO ES ADECUADO PARA LOS PROCEDIMIENTOS A QUE VA DESTINADA, MANGO ERGONÓMICO Y ADECUADO MECANISMO DE APERTURA Y SISTEMA DE GIRO DE FÁCIL MANEJO	7	21%	24,000000	29,040000	67,63%	45,00	0,241047	35,00	87,00	**PRODUCTOS ESPECIALES NEOMEDIC INTERNATIONAL S.L.**
	15	SU.PC.SANI.01.13.01.405000	B90298	TIJERA ELECTROQUIRURGICA 5mm.Ø-Diámetro:5mm;Tipo de conexión:monopolar;Longitud total:[0-200];Tipo de punta:curva;Longitud hoja:[11-11];		38	21%	89,721500	PRIM S.A.		CIP:100000759277-REF:1411	TIJERA DE RAMAS MUY CORTAS PARA LA REALIZACIÓN DE MIOTOMÍA LAPAROSCÓPICA EN LA ACALASIA, CON LA CURVATURA ADECUADA EN LA PUNTA, PUNTA AGUDA ADECUADA, MANGO ERGONÓMICO Y SISTEMA DE GIRO DE FÁCIL MANEJO	7	21%	68,000000	82,280000	8,29%	29,75	0,085075	12,35	49,10	
	15	SU.PC.SANI.01.13.01.405000	B90298	TIJERA ELECTROQUIRURGICA 5mm.Ø-Diámetro:5mm;Tipo de conexión:monopolar;Longitud total:[0-200];Tipo de punta:curva;Longitud hoja:[11-11];		38	21%	89,721500	SISTEMAS INTEGRALES DE MEDICINA S.A.		CIP:100100797959-REF:LM702	TIJERA DE RAMAS MUY CORTAS, EXCESIVAMENTE CURVA EN LA PUNTA, PUNTA EXCESIVAMENTE ROMA, DICHAS CARACTERÍSTICAS LA HACEN POCO ADECUADA PARA LOS PROCEDIMIENTOS A LOS QUE VA DESTINADOS. MANGO ERGONÓMICO PERO DE DIFÍCIL APERTURA, SISTEMA DE GIRO DE FÁCIL MANEJO	5	21%	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	-	
	16	SU.PC.SANI.01.13.04.101000	F21353	RETRACTOR DE ORGANOS 10-12mm.Ø-Longitud:[30-75];Tipo de punta:Abanico;Diámetro:10 mm;		12	21%	160,930000	MEDTRONIC IBERICA S.A.		CIP:100000760288-REF:176613	EL PRODUCTO OFERTADO ES MUY ADECUADO PARA EL USO A QUE VA DESTINADO	20	21%	119,500000	144,595000	10,15%	45,00	0,138317	35,00	100,00	**MEDTRONIC IBERICA S.A.**
	17	SU.PC.SANI.01.13.04.101000	F21354	RETRACTOR DE ORGANOS 10-12mm.Ø-Longitud:[30-75];Tipo de punta:Gancho;Diámetro:10 mm;		40	21%	133,100000	MEDTRONIC IBERICA S.A.		CIP:100100823326-REF:174311	EL PRODUCTO OFERTADO ES MUY ADECUADO PARA EL USO A QUE VA DESTINADO	20	21%	99,000000	119,790000	10,00%	35	0,166959	35	90,00	**MEDTRONIC IBERICA S.A.**
	18	SU.PC.SANI.01.13.04.105000	B38724	RETRACTOR DE ORGANOS 5mm.Ø-Longitud:[30-75];Diámetro:5 mm;		108	21%	133,100000	MEDTRONIC IBERICA S.A.		CIP:100000760389-REF:174209	EL PRODUCTO OFERTADO ES MUY ADECUADO PARA EL USO A QUE VA DESTINADO	20	21%	99,000000	119,790000	10,00%	35,00	0,166959	35,00	90,00	**MEDTRONIC IBERICA S.A.**
	19	SU.PC.SANI.01.13.04.120000	B43345	RETRACTOR DE ORGANOS 10-12mm.Ø / ARTICULADO-Longitud:[30-75];Diámetro:10 mm;		60	21%	139,150000	MEDTRONIC IBERICA S.A.		CIP:100000760480-REF:176647	EL PRODUCTO OFERTADO ES MUY ADECUADO PARA EL USO A QUE VA DESTINADO	20	21%	94,400000	114,224000	17,91%	45	0,175095	35	100,00	**MEDTRONIC IBERICA S.A.**
	20	SU.PC.SANI.01.13.04.200000	E50515	EQ ASPIRADOR-IRRIGADOR VIDEOCIRUGÍA C/ BOMBA-Longitud de la cánula:[0-100];Diámetro:5 mm;		480	21%	39,542800	PALEX MEDICAL S.A.		CIP:100071971785-REF:710-300-000	EL PRODUCTO OFERTADO ES MUY ADECUADO PARA EL USO A QUE VA DESTINADO	20	21%	31,991736	38,710000	2,11%	8,75	0,516662	35,00	63,75	**PALEX MEDICAL S.A.**

Agr	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERISTICAS TÉCNICAS	UdsLic	%iva	PreLicIVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos	%iva OFERTA	P.Unitaria s/IVA	P.Unitaria c/IVA	% BAJADA	PUNTOS	GRADO DE EFICIENCIA	PUNTOS	TOTAL	ADJUDICATARIO
	21	SU.PC.SANI.01.13.04.210000	B41503	EQ. ASPIRADOR-IRRIGADOR VIDEOCIRUGIA-Longitud de la cánula:[0-100];Diámetro:5 mm;		2.486	21%	19,360000	APPLIED MEDICAL DISTRIBUTION EUROPE B.V.		CIP:100000760985-REF:C6001	LA CONEXIÓN ENTRE LA VARA Y EL MECANISMO VALVULAR ES MUY SÓLIDA. LA VÁLVULA ES ERGONÓMICA, Y EL MECANISMO VALVULAR TANTO DE IRRIGACIÓN COMO DE ASPIRACIÓN ES SUAVE. LA VENTANA DEL MECANISMO DE ASPIRACIÓN ES GRANDE, LO QUE OCASIONA UN EXCESO DE ASPIRACIÓN QUE SUPONE MAYOR CONSUMO DE CO2. EL ENSAMBLAJE CON LA TUBULADURA ES FIRME Y ADECUADO. EL MATERIAL DE LA TUBULADURA ES DE CALIDAD ADECUADA	13	21%	15,900826	19,240000	0,62%	3,3	0,675676	22,76	39,06	
	21	SU.PC.SANI.01.13.04.210000	B41503	EQ. ASPIRADOR-IRRIGADOR VIDEOCIRUGIA-Longitud de la cánula:[0-100];Diámetro:5 mm;		2.486	21%	19,360000	DEXTROMEDICA, S.L.		CIP:100089873208-FSI133050	LA CONEXIÓN ENTRE LA VARA Y EL MECANISMO VALVULAR ES MUY SÓLIDA. LA VÁLVULA ES ERGONÓMICA, Y EL MECANISMO VALVULAR TANTO DE IRRIGACIÓN COMO DE ASPIRACIÓN ES SUAVE. LA VENTANA DEL MECANISMO DE ASPIRACIÓN ES GRANDE, LO QUE OCASIONA UN EXCESO DE ASPIRACIÓN QUE SUPONE MAYOR CONSUMO DE CO2. EL ENSAMBLAJE CON LA TUBULADURA ES FIRME Y ADECUADO. EL MATERIAL DE LA TUBULADURA ES DE CALIDAD ADECUADA	13	21%	14,900826	18,030000	6,87%	24,5	0,721021	24,29	61,79	
	21	SU.PC.SANI.01.13.04.210000	B41503	EQ. ASPIRADOR-IRRIGADOR VIDEOCIRUGIA-Longitud de la cánula:[0-100];Diámetro:5 mm;		2.486	21%	19,360000	DISMEVAL S.L.		CIP:100126883843-REF:SIS0533D	NO HA OFERTADO MUESTRA, POR LO QUE NO ES POSIBLE REALIZAR LA EVALUACIÓN	-	21%							-	
	21	SU.PC.SANI.01.13.04.210000	B41503	EQ. ASPIRADOR-IRRIGADOR VIDEOCIRUGIA-Longitud de la cánula:[0-100];Diámetro:5 mm;		2.486	21%	19,360000	INTERSURGICAL ESPAÑA S.L.		CIP:100085919470-REF:ONG299401CST12	LA CONEXIÓN ENTRE LA VARA Y EL MECANISMO VALVULAR ES MENOS SÓLIDA. LA VÁLVULA ES ERGONÓMICA, Y EL MECANISMO VALVULAR TANTO DE IRRIGACIÓN COMO DE ASPIRACIÓN ES DURO, REQUIRIENDO ELEVADA PRESIÓN PARA ACCIONARLO. LA VENTANA DEL MECANISMO DE ASPIRACIÓN ES GRANDE, LO QUE OCASIONA UN EXCESO DE ASPIRACIÓN QUE SUPONE MAYOR CONSUMO DE CO2. EL ENSAMBLAJE CON LA TUBULADURA ES DÉBIL. EL MATERIAL DE LA TUBULADURA ES DE MENOR CALIDAD, Y EL CALIBRE DE LA MISMA ES MUY BAJO, CON LO QUE DISMINUYE EL CAUDAL DE IRRIGACIÓN	5	21%	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	-	
	21	SU.PC.SANI.01.13.04.210000	B41503	EQ. ASPIRADOR-IRRIGADOR VIDEOCIRUGIA-Longitud de la cánula:[0-100];Diámetro:5 mm;		2.486	21%	19,360000	MBA INCORPORADO S.L.		CIP:100097298501-REF:EP-AICT01	LA CONEXIÓN ENTRE LA VARA Y EL MECANISMO VALVULAR ES MUY SÓLIDA. LA VÁLVULA ES ERGONÓMICA Y EL MECANISMO VALVULAR TANTO DE IRRIGACIÓN COMO DE ASPIRACIÓN ES SUAVE Y CON BUEN RETROCESO. LA VENTANA DEL MECANISMO DE ASPIRACIÓN ES DE TAMAÑO ADECUADO, LO QUE EVITA UN EXCESO DEASPIRACIÓN QUE SUPONDRÍA MAYOR CONSUMO DE CO2. EL ENSAMBLAJE CON LA TUBULADURA ES FIRME Y ADECUADO. EL MATERIAL DE LA TUBULADURA ES DE CALIDAD ACEPTABLE,Y EL CALIBRE DE LA MISMA ES MENOR, CON LO QUE DISMINUYE EL CAUDAL DE IRRIGACIÓN	13	21%	14,200000	17,182000	11,25%	45	0,756606	25,49	83,49	**MBA INCORPORADO S.L.**
	21	SU.PC.SANI.01.13.04.210000	B41503	EQ. ASPIRADOR-IRRIGADOR VIDEOCIRUGIA-Longitud de la cánula:[0-100];Diámetro:5 mm;		2.486	21%	19,360000	MOLNLYCKE HEALTH CARE S.L.		CIP:100126567952-REF:899107	LA CONEXIÓN ENTRE LA VARA Y EL MECANISMO VALVULAR ES MUY SÓLIDA. LA VÁLVULA ES ERGONÓMICA Y EL MECANISMO VALVULAR TANTO DE IRRIGACIÓN COMO DE ASPIRACIÓN ES SUAVE Y CON BUEN RETROCESO. LA VENTANA DEL MECANISMO DE ASPIRACIÓN ES DE TAMAÑO ADECUADO, LO QUE EVITA UN EXCESO DEASPIRACIÓN QUE SUPONDRÍA MAYOR CONSUMO DE CO2. EL ENSAMBLAJE CON LA TUBULADURA ES FIRME Y ADECUADO. EL MATERIAL DE LA TUBULADURA ES DE ALTA CALIDAD	20	21%	15,910000	19,251100	0,56%	3,3	1,038902	35,00	58,30	
	21	SU.PC.SANI.01.13.04.210000	B41503	EQ. ASPIRADOR-IRRIGADOR VIDEOCIRUGIA-Longitud de la cánula:[0-100];Diámetro:5 mm;		2.486	21%	19,360000	PRODUCTOS ESPECIALES NEOMEDIC INTERNATIONAL S.L.		CIP:100087790864-REF:SI07-360E	LA CONEXIÓN ENTRE LA VARA Y EL MECANISMO VALVULAR ES POCO ADECUADA, SIN QUE EL AJUSTE SEA CMPLETO A PESAR DE FORZAR EL ROSCADO . LA VÁLVULA ES ERGONÓMICA, Y EL MECANISMO VALVULAR TANTO DE IRRIGACIÓN COMO DE ASPIRACIÓN ES DURO, REQUIRIENDO ELEVADA PRESIÓN PARA ACCIONARLO. LA VENTANA DEL MECANISMO DE ASPIRACIÓN NO ES TRANSPARENTE, LO QUE NO PERMITE LA VISUALIZACIÓN DE POSIBLES CAUSAS DE OBSTRUCCIÓN DEL ASPIRADOR, LO QUE PUEDE OBLIGAR A TENER QUE CAMBIARLO DURANTE LA CIRUGÍA. EL ENSAMBLAJE CON LA TUBULADURA ES CORRECTO. EL MATERIAL DE LA TUBULADURA ES DE CALIDAD ADECUADA	5	21%	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	-	
	21	SU.PC.SANI.01.13.04.210000	B41503	EQ. ASPIRADOR-IRRIGADOR VIDEOCIRUGIA-Longitud de la cánula:[0-100];Diámetro:5 mm;		2.486	21%	19,360000	PRIM S.A.		CIP:100089189693-REF:SI-320CT	LA CONEXIÓN ENTRE LA VARA Y EL MECANISMO VALVULAR ES MUY SÓLIDA. LA VÁLVULA ES ERGONÓMICA Y EL MECANISMO VALVULAR TANTO DE IRRIGACIÓN COMO DE ASPIRACIÓN ES SUAVE Y CON BUEN RETROCESO. LA VENTANA DEL MECANISMO DE ASPIRACIÓN ES DE TAMAÑO ADECUADO, LO QUE EVITA UN EXCESO DEASPIRACIÓN QUE SUPONDRÍA MAYOR CONSUMO DE CO2. EL ENSAMBLAJE CON LA TUBULADURA ES FIRME Y ADECUADO. EL MATERIAL DE LA TUBULADURA ES DE CALIDAD ACEPTABLE	13	21%	15,350000	18,573500	4,06%	15,75	0,699922	23,58	52,33	
	21	SU.PC.SANI.01.13.04.210000	B41503	EQ. ASPIRADOR-IRRIGADOR VIDEOCIRUGIA-Longitud de la cánula:[0-100];Diámetro:5 mm;		2.486	21%	19,360000	PROTESIS HOSPITALARIAS S.A. (PROHOSA)		CIP:100115933645-REF:MSI205330	LA CONEXIÓN ENTRE LA VARA Y EL MECANISMO VALVULAR ES MUY SÓLIDA. LA VÁLVULA ES MENOS ERGONÓMICA, AMOLDÁNDOSE PEOR A LA MANO DEL CIRUJANO, Y EL MECANISMO VALVULAR TANTO DE IRRIGACIÓN COMO DE ASPIRACIÓN ES SUAVE. LA VENTANA DEL MECANISMO DE ASPIRACIÓN ES GRANDE, LO QUE OCASIONA UN EXCESO DE ASPIRACIÓN QUE SUPONE MAYOR CONSUMO DE CO2. EL ENSAMBLAJE CON LA TUBULADURA ES FIRME Y ADECUADO. EL MATERIAL DE LA TUBULADURA ES DE CALIDAD ACEPTABLE	7	21%	15,314050	18,530000	4,29%	15,75	0,377766	12,73	35,48	
	21	SU.PC.SANI.01.13.04.210000	B41503	EQ. ASPIRADOR-IRRIGADOR VIDEOCIRUGIA-Longitud de la cánula:[0-100];Diámetro:5 mm;		2.486	21%	19,360000	SISTEMAS INTEGRALES DE MEDICINA S.A.		CIP:100091483675-REF:LM202	LA CONEXIÓN ENTRE LA VARA Y EL MECANISMO VALVULAR ES MUY SÓLIDA. LA VÁLVULA ES ERGONÓMICA Y EL MECANISMO VALVULAR TANTO DE IRRIGACIÓN COMO DE ASPIRACIÓN ES SUAVE, AUNQUE EL RETROCESO SE DETERIORA DURANTE EL ACTO QUIRURGICO, CON LO CUAL EN ALGUNA OCASIÓN ES NECESARIO USAR UN SEGUNDO ASPIRADOR. LA VENTANA DEL MECANISMO DE ASPIRACIÓN ES GRANDE, LO QUE OCASIONA UN EXCESO DE ASPIRACIÓN QUE SUPONE MAYOR CONSUMO DE CO2. EL ENSAMBLAJE CON LA TUBULADURA ES FIRME Y ADECUADO. EL MATERIAL DE LA TUBULADURA ES DE CALIDAD ACEPTABLE	7	21%	14,940000	18,077400	6,63%	24,5	0,387224	13,05	44,55	

Agr	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERISTICAS TÉCNICAS	UdsLic	%iva	PreLicIVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos	%iva OFERTA	P.Unitaria s/IVA	P.Unitaria c/IVA	% BAJADA	PUNTOS	GRADO DE EFICIENCIA	PUNTOS	TOTAL	ADJUDICATARIO
	22	SU.PC.SANI.01.13.04.300000		FRAGMENTADOR-ASPIRADOR DE TEJIDOS	DIAMETRO ENTRE 5 Y 7 F. DEBERA CEDER EN USO UN EQUIPO MORCELADOR UTERINO HISTEROSCOPICO PARA USO EN CONSULTAS COMPATIBLE CON EL MATERIAL OFERTADO	126	21%	605,000000	DURGALAB S.L.		CIP:100069979450-REF:10-403	EL PRODUCTO OFERTADO ES MUY ADECUADO PARA EL USO A QUE VA DESTINADO	20	21%	413,223140	500,000000	17,36%	45,00	0,04	35,00	100,00	**DURGALAB S.L.**
	23	SU.PC.SANI.01.13.04.509000		BOLSA RECOGIDA PIEZAS INTRAABDOMINALES	MEDIANA, CON DIAMETRO DE LA BOLSA ABIERTA APROXIMADAMENTE ENTRE 10 Y 15 CM	100	21%	39,930000	B.BRAUN SURGICAL, S.A		REF:EJ023SU	EXCLUIDO POR NO DISPONER DE CIP DE USO OBLIGATORIO	-	21%							-	
	23	SU.PC.SANI.01.13.04.509000		BOLSA RECOGIDA PIEZAS INTRAABDOMINALES	MEDIANA, CON DIAMETRO DE LA BOLSA ABIERTA APROXIMADAMENTE ENTRE 10 Y 15 CM	100	21%	39,930000	DGM VASCULAR S.L.		CIP:100126503118-REF:0208-RBM800	EL MECANISMO DE LA BOLSA ESTÁ SEPARADO DEL INTRODUCTOR, CON LO QUE LA BOLSA SE QUEDA DENTRO E LA CAVIDAD AL LANZARLA, DIFICULTANDO SU RECUPERACIÓN. NO DISPONE DE MARCAS PARA INDICAR QUE SE QUEDA BOCA ARRIBA, NECESITA DE AMBAS MANOS PARA DISPARARLA	5	21%	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	-	
	23	SU.PC.SANI.01.13.04.509000		BOLSA RECOGIDA PIEZAS INTRAABDOMINALES	MEDIANA, CON DIAMETRO DE LA BOLSA ABIERTA APROXIMADAMENTE ENTRE 10 Y 15 CM	100	21%	39,930000	DEXTROMEDICA, S.L.		CIP:100089970581-REF:FEP957100	LA BOLSA ES RESISTENTE, EL ARO METÁLICO ES FUERTE, EL MANGO ES ERGONÓMICO TIPO JERINGA DISPONE DE MARCADO QUE INDICA LA POSICIÓN EN QUE HAY QUE USAR LA BOLSA PARA QUE QUEDE BOCA ARRIBA.	20	21%	26,000000	31,460000	21,21%	45,00	0,635728	35,00	100,00	**DEXTROMEDICA, S.L.**
	23	SU.PC.SANI.01.13.04.509000		BOLSA RECOGIDA PIEZAS INTRAABDOMINALES	MEDIANA, CON DIAMETRO DE LA BOLSA ABIERTA APROXIMADAMENTE ENTRE 10 Y 15 CM	100	21%	39,930000	DISMEVAL S.L.		CIP:100126824655-REF:SPB10M	LA BOLSA ES RESISTENTE, EL ARO METÁLICO ES FUERTE, EL MANGO ES ERGONÓMICO E INTUITIVO MANEJÁNDOSE MEDIANTE DESLIZAMIENTO DE INTERRUPTOR , DISPONE DE MARCADO QUE INDICA LA POSICIÓN EN QUE HAY QUE USAR LA BOLSA PARA QUE QUEDE BOCA ARRIBA. EL DIÁMETRO DE LA BOLSA NO ALCANZA LOS 10 CM SOLICITADOS, LUEGO NO ES UNA BOLSA DE TAMAÑO MEDIANO, CON LO QUE NO CUMPLE EL PPT	0	21%	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	-	
	23	SU.PC.SANI.01.13.04.509000		BOLSA RECOGIDA PIEZAS INTRAABDOMINALES	MEDIANA, CON DIAMETRO DE LA BOLSA ABIERTA APROXIMADAMENTE ENTRE 10 Y 15 CM	100	21%	39,930000	JOHNSON & JOHNSON S.A.		CIP:100000892211-REF:POUCH	LA BOLSA ES RESISTENTE, EL ARO METÁLICO ES RESISTENTE. EL MANGO ES ERGONÓMICO TIPO JERINGA, DISPONE DE MARCADO QUE INDICA LA POSICIÓN EN QUE HAY QUE USAR LA BOLSA PARA QUE QUEDE BOCA ARRIBA, . NO ES UNA BOLSA MEDIANA, SINO PEQUEÑA, PUES EL DIÁMETRO DE LA BOLSA ABIERTA NO ALCANZA LOS 10 CM, LUEGO NO CUMPLE EL PPT	0	21%	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	-	
	23	SU.PC.SANI.01.13.04.509000		BOLSA RECOGIDA PIEZAS INTRAABDOMINALES	MEDIANA, CON DIAMETRO DE LA BOLSA ABIERTA APROXIMADAMENTE ENTRE 10 Y 15 CM	100	21%	39,930000	MBA INCORPORADO S.L.		CIP:100097294662-REF:EP-EB04	LA BOLSA ES RESISTENTE, EL ARO METÁLICO ES DEBIL. EL MANGO ES ERGONÓMICO TIPO JERINGA, DISPONE DE MARCADO QUE INDICA LA POSICIÓN EN QUE HAY QUE USAR LA BOLSA PARA QUE QUEDE BOCA ARRIBA, PERO LA TIENE SÓLO EN EL MECANISMO DE EMPUJE, CON LO QUE NO ASEGURA QUE NO SE ROTE EN SU INTRODUCCIÓN. NO ES UNA BOLSA MEDIANA, SINO PEQUEÑA, PUES EL DIÁMETRO DE LA BOLSA ABIERTA NO ALCANZA LOS 10 CM, LUEGO NO CUMPLE EL PPT	0	21%	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	-	
	23	SU.PC.SANI.01.13.04.509000		BOLSA RECOGIDA PIEZAS INTRAABDOMINALES	MEDIANA, CON DIAMETRO DE LA BOLSA ABIERTA APROXIMADAMENTE ENTRE 10 Y 15 CM	100	21%	39,930000	MEDTRONIC IBERICA S.A.		CIP:100000761298-REF:173049	LA BOLSA ES RESISTENTE, EL ARO METÁLICO ES FUERTE, EL MANGO ES ERGONÓMICO TIPO JERINGA, DISPONE DE MARCADO QUE INDICA LA POSICIÓN EN QUE HAY QUE USAR LA BOLSA PARA QUE QUEDE BOCA ARRIBA.	20	21%	29,500000	35,695000	10,61%	40,00	0,560303	30,85	90,85	
	23	SU.PC.SANI.01.13.04.509000		BOLSA RECOGIDA PIEZAS INTRAABDOMINALES	MEDIANA, CON DIAMETRO DE LA BOLSA ABIERTA APROXIMADAMENTE ENTRE 10 Y 15 CM	100	21%	39,930000	MOLNLYCKE HEALTH CARE S.L.		CIP:100126720605-REF:899103	LA BOLSA ES RESISTENTE, EL ARO METÁLICO ES FUERTE. EL MANGO ES ERGONÓMICO TIPO JERINGA, DISPONE DE MARCADO QUE INDICA LA POSICIÓN EN QUE HAY QUE USAR LA BOLSA PARA QUE QUEDE BOCA ARRIBA	20	21%	26,450000	32,004500	19,85%	44,36	0,624912	34,40	98,76	
	23	SU.PC.SANI.01.13.04.509000		BOLSA RECOGIDA PIEZAS INTRAABDOMINALES	MEDIANA, CON DIAMETRO DE LA BOLSA ABIERTA APROXIMADAMENTE ENTRE 10 Y 15 CM	100	21%	39,930000	PALEX MEDICAL S.A.		CIP:100126746667-REF:550-000-000	LA BOLSA ES RESISTENTE, EL ARO METÁLICO ES DEBIL. EL MANGO ES ERGONÓMICO TIPO JERINGA, DISPONE DE MARCADO QUE INDICA LA POSICIÓN EN QUE HAY QUE USAR LA BOLSA PARA QUE QUEDE BOCA ARRIBA. EL SISTEMA DE CIERRE DE LA BOLSA ES DEMASIADO RÁPIDO, CON LO QUE EN OCASIONES DEJA FUERA PARTE DE LA PIEZA. EL INTRODUCTOR ES MUY DURO Y MUY DÉBIL. NO ES UNA BOLSA MEDIANA, SINO PEQUEÑA, PUES EL DIÁMETRO DE LA BOLSA ABIERTA NO ALCANZA LOS 10 CM	0	21%	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	-	
	23	SU.PC.SANI.01.13.04.509000		BOLSA RECOGIDA PIEZAS INTRAABDOMINALES	MEDIANA, CON DIAMETRO DE LA BOLSA ABIERTA APROXIMADAMENTE ENTRE 10 Y 15 CM	100	21%	39,930000	PRIM S.A.		CIP:100080387593-REF:SB957	LA BOLSA ES RESISTENTE, EL ARO METÁLICO ES FUERTE. EL MANGO ES ERGONÓMICO TIPO JERINGA, DISPONE DE MARCADO QUE INDICA LA POSICIÓN EN QUE HAY QUE USAR LA BOLSA PARA QUE QUEDE BOCA ARRIBA	20	21%	32,900000	39,809000	0,30%	1,75	0,502399	27,66	49,41	
	23	SU.PC.SANI.01.13.04.509000		BOLSA RECOGIDA PIEZAS INTRAABDOMINALES	MEDIANA, CON DIAMETRO DE LA BOLSA ABIERTA APROXIMADAMENTE ENTRE 10 Y 15 CM	100	21%	39,930000	PROTESIS HOSPITALARIAS S.A. (PROHOSA)		CIP:100076414663-REF:PS3442ULT	LA BOLSA ES MUY RESISTENTE, EL ARO METÁLICO ES DEBIL . EL MANGO ES ERGONÓMICO TIPO JERINGA, DISPONE DE MARCADO QUE INDICA LA POSICIÓN EN QUE HAY QUE USAR LA BOLSA PARA QUE QUEDE BOCA ARRIBA. EL DIAMETRO DE LA BOLSA ABIERTA NO ALCANZA LOS 10 CM, LUEGO NO CUMPLE PRESCRIPCIONES	0	21%	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	-	
	23	SU.PC.SANI.01.13.04.509000		BOLSA RECOGIDA PIEZAS INTRAABDOMINALES	MEDIANA, CON DIAMETRO DE LA BOLSA ABIERTA APROXIMADAMENTE ENTRE 10 Y 15 CM	100	21%	39,930000	TELEFLEX MEDICAL S.A.U		CIP:100028308442-REF:332801-000020	EL MECANISMO DE LA BOLSA ESTÁ SEPARADO DEL INTRODUCTOR, CON LO QUE LA BOLSA SE QUEDA DENTRO DE LA CAVIDAD AL LANZARLA, DIFICULTANDO SU RECUPERACIÓN. NO DISPONE DE MARCAS PARA INDICAR QUE SE QUEDA BOCA ARRIBA, EL MECANISMO INTRODUCTOR NO DISPONE DE SISTEMA DE AGARRE, LO QUE DIFICULTA SU UTILIZACIÓN	5	21%	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	-	
	24	SU.PC.SANI.01.13.04.509000		BOLSA RECOGIDA PIEZAS INTRAABDOMINALES	PEQUEÑA, CON DIAMETRO DE LA BOLSA ABIERTA MENOR DE 10 CM	2.396	21%	35,090000	APPLIED MEDICAL DISTRIBUTION EUROPE B.V.		CIP:100016833130-REF:CD001	LA BOLSA ES RESISTENTE, EL ARO METÁLICO ES DEBIL. EL MANGO ES ERGONÓMICO TIPO JERINGA, DISPONE DE MARCADO QUE INDICA LA POSICIÓN EN QUE HAY QUE USAR LA BOLSA PARA QUE QUEDE BOCA ARRIBA. EL SISTEMA DE CIERRE DE LA BOLSA ES DEMASIADO RÁPIDO, CON LO QUE EN OCASIONES DEJA FUERA PARTE DE LA PIEZA. EL INTRODUCTOR ES DURO Y POCO RESISTENTE. NO ES UNA BOLSA MEDIANA, SINO PEQUEÑA, PUES EL DIÁMETRO DE LA BOLSA ABIERTA NO ALCANZA LOS 10 CM	0	21%	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	-	
	24	SU.PC.SANI.01.13.04.509000		BOLSA RECOGIDA PIEZAS INTRAABDOMINALES	PEQUEÑA, CON DIAMETRO DE LA BOLSA ABIERTA MENOR DE 10 CM	2.396	21%	35,090000	DGM VASCULAR S.L.		CIP:100126503017-REF:0208-RBM400	EL MECANISMO DE LA BOLSA ESTÁ SEPARADO DEL INTRODUCTOR, CON LO QUE LA BOLSA SE QUEDA DENTRO DE LA CAVIDAD AL LANZARLA, DIFICULTANDO SU RECUPERACIÓN. NO DISPONE DE MARCAS PARA INDICAR QUE SE QUEDA BOCA ARRIBA, NECESITA DE AMBAS MANOS PARA DISPARARLA	5	21%	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	-	
	24	SU.PC.SANI.01.13.04.509000		BOLSA RECOGIDA PIEZAS INTRAABDOMINALES	PEQUEÑA, CON DIAMETRO DE LA BOLSA ABIERTA MENOR DE 10 CM	2.396	21%	35,090000	DEXTROMEDICA, S.L.		CIP:100089985330-REF:FEP936100	LA BOLSA ES RESISTENTE, EL ARO METÁLICO ES FUERTE, EL MANGO ES ERGONÓMICO TIPO JERINGA DISPONE DE MARCADO QUE INDICA LA POSICIÓN EN QUE HAY QUE USAR LA BOLSA PARA QUE QUEDE BOCA ARRIBA.	20	21%	20,000000	24,200000	31,03%	41,94	0,826446	35,00	96,940727	**DEXTROMEDICA, S.L.**

Agr	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERISTICAS TÉCNICAS	UdsLic	%iva	PreLicIVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos	%iva OFERTA	P.Unitaria s/IVA	P.Unitaria c/IVA	% BAJADA	PUNTOS	GRADO DE EFICIENCIA	PUNTOS	TOTAL	ADJUDICATARIO
	24	SU.PC.SANI.01.13.04.509000		BOLSA RECOGIDA PIEZAS INTRAABDOMINALES	PEQUEÑA, CON DIAMETRO DE LA BOLSA ABIERTA MENOR DE 10 CM	2.396	21%	35,090000	DISMEVAL S.L.		CIP:100126784348-REF:SPB10S	LA BOLSA ES RESISTENTE, EL ARO METÁLICO ES FUERTE, EL MANGO ES ERGONÓMICO E INTUITIVO MANEJÁNDOSE MEDIANTE DESLIZAMIENTO DE INTERRUPTOR , DISPONE DE MARCADO QUE INDICA LA POSICIÓN EN QUE HAY QUE USAR LA BOLSA PARA QUE QUEDE BOCA ARRIBA.	20	21%	25,000000	30,250000	13,79%	38,08	0,661157	28,00	86,084776	
	24	SU.PC.SANI.01.13.04.509000		BOLSA RECOGIDA PIEZAS INTRAABDOMINALES	PEQUEÑA, CON DIAMETRO DE LA BOLSA ABIERTA MENOR DE 10 CM	2.396	21%	35,090000	MBA INCORPORADO S.L.		CIP:100097297197-REF:EP-EB07	LA BOLSA ES RESISTENTE, EL ARO METÁLICO ES DEBIL. EL MANGO ES ERGONÓMICO TIPO JERINGA, DISPONE DE MARCADO QUE INDICA LA POSICIÓN EN QUE HAY QUE USAR LA BOLSA PARA QUE QUEDE BOCA ARRIBA, PERO LA TIENE SÓLO EN EL MECANISMO DE EMPUJE, CON LO QUE NO ASEGURA QUE NO SE ROTE EN SU INTRODUCCIÓN	7	21%	19,000000	22,990000	34,48%	42,71	0,30448	12,89	62,606651	
	24	SU.PC.SANI.01.13.04.509000		BOLSA RECOGIDA PIEZAS INTRAABDOMINALES	PEQUEÑA, CON DIAMETRO DE LA BOLSA ABIERTA MENOR DE 10 CM	2.396	21%	35,090000	MEDTRONIC IBERICA S.A.		CIP:100000892110-REF:173050G	LA BOLSA ES RESISTENTE, EL ARO METÁLICO ES FUERTE, EL MANGO ES ERGONÓMICO TIPO JERINGA, DISPONE DE MARCADO QUE INDICA LA POSICIÓN EN QUE HAY QUE USAR LA BOLSA PARA QUE QUEDE BOCA ARRIBA.	20	21%	26,000000	31,460000	10,34%	37,31	0,635728	26,92	84,236665	
	24	SU.PC.SANI.01.13.04.509000		BOLSA RECOGIDA PIEZAS INTRAABDOMINALES	PEQUEÑA, CON DIAMETRO DE LA BOLSA ABIERTA MENOR DE 10 CM	2.396	21%	35,090000	MOLNLYCKE HEALTH CARE S.L.		CIP:100118794139-REF:899102	LA BOLSA ES RESISTENTE, EL ARO METÁLICO ES FUERTE. EL MANGO ES ERGONÓMICO TIPO JERINGA, DISPONE DE MARCADO QUE INDICA LA POSICIÓN EN QUE HAY QUE USAR LA BOLSA PARA QUE QUEDE BOCA ARRIBA	20	21%	23,450000	28,374500	19,14%	39,28	0,704858	29,85	89,130861	
	24	SU.PC.SANI.01.13.04.509000		BOLSA RECOGIDA PIEZAS INTRAABDOMINALES	PEQUEÑA, CON DIAMETRO DE LA BOLSA ABIERTA MENOR DE 10 CM	2.396	21%	35,090000	PRODUCTOS ESPECIALES NEOMEDIC INTERNATIONAL S.L.		CIP:100126403704-REF:RB10.250	LA BOLSA ES RESISTENTE, EL ARO METÁLICO ES DEBIL. EL MANGO ES ERGONÓMICO TIPO JERINGA, DISPONE DE MARCADO QUE INDICA LA POSICIÓN EN QUE HAY QUE USAR LA BOLSA PARA QUE QUEDE BOCA ARRIBA. EL SISTEMA DE CIERRE DE LA BOLSA ES DEMASIADO RÁPIDO, CON LO QUE EN OCASIONES DEJA FUERA PARTE DE LA PIEZA. EL INTRODUCTOR ES MUY DURO Y MUY DÉBIL	5	21%	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	-	
	24	SU.PC.SANI.01.13.04.509000		BOLSA RECOGIDA PIEZAS INTRAABDOMINALES	PEQUEÑA, CON DIAMETRO DE LA BOLSA ABIERTA MENOR DE 10 CM	2.396	21%	35,090000	PRIM S.A.		CIP:100080394069-REF:SB936	LA BOLSA ES RESISTENTE, EL ARO METÁLICO ES FUERTE. EL MANGO ES ERGONÓMICO TIPO JERINGA, DISPONE DE MARCADO QUE INDICA LA POSICIÓN EN QUE HAY QUE USAR LA BOLSA PARA QUE QUEDE BOCA ARRIBA	20	21%	28,700000	34,727000	0,010345	5,250000	0,575921	24,390263	49,64	
	24	SU.PC.SANI.01.13.04.509000		BOLSA RECOGIDA PIEZAS INTRAABDOMINALES	PEQUEÑA, CON DIAMETRO DE LA BOLSA ABIERTA MENOR DE 10 CM	2.396	21%	35,090000	PROTESIS HOSPITALARIAS S.A. (PROHOSA)		CIP:100115482680-REF:MEBD200	LA BOLSA ES POCO RESISTENTE, EL ARO METÁLICO ES DEBIL. EL MANGO ES ERGONÓMICO TIPO JERINGA, DISPONE DE MARCADO QUE INDICA LA POSICIÓN EN QUE HAY QUE USAR LA BOLSA PARA QUE QUEDE BOCA ARRIBA. MATERIAL EN GENERAL POCO RESISTENTE	7	21%	16,033058	19,400000	0,447136	45,000000	0,360825	15,280944	67,28	
	24	SU.PC.SANI.01.13.04.509000		BOLSA RECOGIDA PIEZAS INTRAABDOMINALES	PEQUEÑA, CON DIAMETRO DE LA BOLSA ABIERTA MENOR DE 10 CM	2.396	21%	35,090000	SISTEMAS INTEGRALES DE MEDICINA S.A.		CIP:100091483877-REF:LM301	LA BOLSA ES RESISTENTE, EL ARO METÁLICO ES FUERTE, EL MANGO ES ERGONÓMICO TIPO JERINGA, DISPONE DE MARCADO QUE INDIQUE LA POSICIÓN EN QUE HAY QUE USAR LA BOLSA PARA QUE QUEDE BOCA ARRIBA, PERO SÓLO EN EL MECANISMO DE EMPUJE, CON LO QUE LA BOLSA SE PUEDE ROTAR.	13	21%	23,320000	28,217200	0,195862	39,380370	0,460712	19,511160	71,89	
	24	SU.PC.SANI.01.13.04.509000		BOLSA RECOGIDA PIEZAS INTRAABDOMINALES	PEQUEÑA, CON DIAMETRO DE LA BOLSA ABIERTA MENOR DE 10 CM	2.396	21%	35,090000	TELEFLEX MEDICAL S.A.U		CIP:100028308543-REF:332800-000010	EL MECANISMO DE LA BOLSA ESTÁ SEPARADO DEL INTRODUCTOR, CON LO QUE LA BOLSA SE QUEDA DENTRO DE LA CAVIDAD AL LANZARLA, DIFICULTANDO SU RECUPERACIÓN. NO DISPONE DE MARCAS PARA INDICAR QUE SE QUEDA BOCA ARRIBA, EL MECANISMO INTRODUCTOR NO DISPONE DE SISTEMA DE AGARRE, LO QUE DIFICULTA SU UTILIZACIÓN	5	21%	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	-	
	25	SU.PC.SANI.01.13.04.509000		BOLSA RECOGIDA PIEZAS INTRAABDOMINALES	GRANDE, CON DIAMETRO DE LA BOLSA ABIERTA APROXIMADAMENTE ENTRE 15 Y 25 CM	270	21%	52,030000	APPLIED MEDICAL DISTRIBUTION EUROPE B.V.		CIP:100071967946-REF:CD004	LA BOLSA ES RESISTENTE, EL ARO METÁLICO ES DEBIL. EL MANGO ES ERGONÓMICO TIPO JERINGA, DISPONE DE MARCADO QUE INDICA LA POSICIÓN EN QUE HAY QUE USAR LA BOLSA PARA QUE QUEDE BOCA ARRIBA. EL SISTEMA DE CIERRE DE LA BOLSA ES DEMASIADO RÁPIDO, CON LO QUE EN OCASIONES DEJA FUERA PARTE DE LA PIEZA. EL INTRODUCTOR ES DURO Y POCO RESISTENTE. NO ES UNA BOLSA GRANDE, SINO MEDIANA, PUES EL DIÁMETRO DE LA BOLSA ABIERTA NO ALCANZA LOS 15 CM	0	21%	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	-	
	25	SU.PC.SANI.01.13.04.509000		BOLSA RECOGIDA PIEZAS INTRAABDOMINALES	GRANDE, CON DIAMETRO DE LA BOLSA ABIERTA APROXIMADAMENTE ENTRE 15 Y 25 CM	270	21%	52,030000	B.BRAUN SURGICAL, S.A		REF:EJ024SU	EXCLUIDO POR NO DISPONER DE CIP DE USO OBLIGATORIO	-	21%							-	
	25	SU.PC.SANI.01.13.04.509000		BOLSA RECOGIDA PIEZAS INTRAABDOMINALES	GRANDE, CON DIAMETRO DE LA BOLSA ABIERTA APROXIMADAMENTE ENTRE 15 Y 25 CM	270	21%	52,030000	DGM VASCULAR S.L.		CIP:100126512806-REF:0208-RBM1200	EL MECANISMO DE LA BOLSA ESTÁ SEPARADO DEL INTRODUCTOR, CON LO QUE LA BOLSA SE QUEDA DENTRO DE LA CAVIDAD AL LANZARLA, DIFICULTANDO SU RECUPERACIÓN. NO DISPONE DE MARCAS PARA INDICAR QUE SE QUEDA BOCA ARRIBA, NECESITA DE AMBAS MANOS PARA DISPARARLA	5	21%	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	-	
	25	SU.PC.SANI.01.13.04.509000		BOLSA RECOGIDA PIEZAS INTRAABDOMINALES	GRANDE, CON DIAMETRO DE LA BOLSA ABIERTA APROXIMADAMENTE ENTRE 15 Y 25 CM	270	21%	52,030000	DEXTROMEDICA, S.L.		CIP:100089985431-REF:FEP975910	LA BOLSA ES RESISTENTE, EL ARO METÁLICO ES FUERTE, EL MANGO ES ERGONÓMICO TIPO JERINGA DISPONE DE MARCADO QUE INDICA LA POSICIÓN EN QUE HAY QUE USAR LA BOLSA PARA QUE QUEDE BOCA ARRIBA.	20	21%	33,000000	39,930000	23,26%	45	0,500877	35,00	100,00	**DEXTROMEDICA, S.L.**
	25	SU.PC.SANI.01.13.04.509000		BOLSA RECOGIDA PIEZAS INTRAABDOMINALES	GRANDE, CON DIAMETRO DE LA BOLSA ABIERTA APROXIMADAMENTE ENTRE 15 Y 25 CM	270	21%	52,030000	DISMEVAL S.L.		CIP:100126784449-REF:SPB10L	LA BOLSA ES RESISTENTE, EL ARO METÁLICO ES FUERTE, EL MANGO ES ERGONÓMICO E INTUITIVO MANEJÁNDOSE MEDIANTE DESLIZAMIENTO DE INTERRUPTOR , DISPONE DE MARCADO QUE INDICA LA POSICIÓN EN QUE HAY QUE USAR LA BOLSA PARA QUE QUEDE BOCA ARRIBA. EL DIÁMETRO DE LA BOLSA NO ALCANZA LOS 50 CM SOLICITADOS, LUEGO NO ES UNA BOLSA DE TAMAÑO GRANDE, CON LO QUE NO CUMPLE EL PPT	0	21%	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	-	
	25	SU.PC.SANI.01.13.04.509000		BOLSA RECOGIDA PIEZAS INTRAABDOMINALES	GRANDE, CON DIAMETRO DE LA BOLSA ABIERTA APROXIMADAMENTE ENTRE 15 Y 25 CM	270	21%	52,030000	MBA INCORPORADO S.L.		CIP:100097294662-REF:EP-EB04	LA BOLSA ES RESISTENTE, EL ARO METÁLICO ES DEBIL. EL MANGO ES ERGONÓMICO TIPO JERINGA, DISPONE DE MARCADO QUE INDICA LA POSICIÓN EN QUE HAY QUE USAR LA BOLSA PARA QUE QUEDE BOCA ARRIBA, PERO LA TIENE SÓLO EN EL MECANISMO DE EMPUJE, CON LO QUE NO ASEGURA QUE NO SE ROTE EN SU INTRODUCCIÓN. NO ES UNA BOLSA GRANDE, SINO PEQUEÑA, PRESENTA LA MISMA REFERENCIA QUE EN EL LOTE 24 QUE ES LA BOLSA PEQUEÑA, LUEGO NO CUMPLE EL PPT	0	21%	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	-	
	25	SU.PC.SANI.01.13.04.509000		BOLSA RECOGIDA PIEZAS INTRAABDOMINALES	GRANDE, CON DIAMETRO DE LA BOLSA ABIERTA APROXIMADAMENTE ENTRE 15 Y 25 CM	270	21%	52,030000	MOLNLYCKE HEALTH CARE S.L.		CIP:100126454618-REF:899104	LA BOLSA ES RESISTENTE, EL ARO METÁLICO ES FUERTE. EL MANGO ES ERGONÓMICO TIPO JERINGA, DISPONE DE MARCADO QUE INDICA LA POSICIÓN EN QUE HAY QUE USAR LA BOLSA PARA QUE QUEDE BOCA ARRIBA	20	21%	38,650000	46,766500	10,12%	39,35	0,427657	29,88	89,23	
	25	SU.PC.SANI.01.13.04.509000		BOLSA RECOGIDA PIEZAS INTRAABDOMINALES	GRANDE, CON DIAMETRO DE LA BOLSA ABIERTA APROXIMADAMENTE ENTRE 15 Y 25 CM	270	21%	52,030000	PRODUCTOS ESPECIALES NEOMEDIC INTERNATIONAL S.L.		CIP:100126404017-REF:RB10.1000	LA BOLSA ES RESISTENTE, EL ARO METÁLICO ES DEBIL. EL MANGO ES ERGONÓMICO TIPO JERINGA, DISPONE DE MARCADO QUE INDICA LA POSICIÓN EN QUE HAY QUE USAR LA BOLSA PARA QUE QUEDE BOCA ARRIBA. EL SISTEMA DE CIERRE DE LA BOLSA ES DEMASIADO RÁPIDO, CON LO QUE EN OCASIONES DEJA FUERA PARTE DE LA PIEZA. EL INTRODUCTOR ES MUY DURO Y MUY DÉBIL. EL TAMAÑO DEL DIAMETRO DE LA BOLSA NO ALCANZA LOS 15 CM, UEGO NO CUMPLE EL PPT	0	21%	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	-	

Agr	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERISTICAS TÉCNICAS	UdsLic	%iva	PreLicIVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos	%iva OFERTA	P.Unitaria s/IVA	P.Unitaria c/IVA	% BAJADA	PUNTOS	GRADO DE EFICIENCIA	PUNTOS	TOTAL	ADJUDICATARIO
	25	SU.PC.SANI.01.13.04.509000		BOLSA RECOGIDA PIEZAS INTRAABDOMINALES	GRANDE, CON DIAMETRO DE LA BOLSA ABIERTA APROXIMADAMENTE ENTRE 15 Y 25 CM	270	21%	52,030000	PRIM S.A.		CIP:100126768588-REF:EMP 170 ECO	LA BOLSA CARECE DE MECANISMO DE INTRODUCCIÓN, POR LO QUE NOS E ADAPTA A LAS NECESIDADES DE LAS CIRUGÍAS A LAS QUE VA DESTINADA	0	21%	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	-	
	25	SU.PC.SANI.01.13.04.509000		BOLSA RECOGIDA PIEZAS INTRAABDOMINALES	GRANDE, CON DIAMETRO DE LA BOLSA ABIERTA APROXIMADAMENTE ENTRE 15 Y 25 CM	270	21%	52,030000	PROTESIS HOSPITALARIAS S.A. (PROHOSA)		CIP:100076412542-REF:PS3443ULT	LA BOLSA ES MUY RESISTENTE, EL ARO METÁLICO ES DEBIL. EL MANGO ES ERGONÓMICO TIPO JERINGA, DISPONE DE MARCADO QUE INDICA LA POSICIÓN EN QUE HAY QUE USAR LA BOLSA PARA QUE QUEDE BOCA ARRIBA. EL DIAMETRO DE LA BOLSA ABIERTA NO ALCANZA LOS 15 CM, LUEGO NO CUMPLE PRESCRIPCIONES	0	21%	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	-	
	25	SU.PC.SANI.01.13.04.509000		BOLSA RECOGIDA PIEZAS INTRAABDOMINALES	GRANDE, CON DIAMETRO DE LA BOLSA ABIERTA APROXIMADAMENTE ENTRE 15 Y 25 CM	270	21%	52,030000	SISTEMAS INTEGRALES DE MEDICINA S.A.		CIP:100091483776-REF:LM302	LA BOLSA ES RESISTENTE, EL ARO METÁLICO ES FUERTE, EL MANGO ES ERGONÓMICO TIPO JERINGA, DISPONE DE MARCADO QUE INDIQUE LA POSICIÓN EN QUE HAY QUE USAR LA BOLSA PARA QUE QUEDE BOCA ARRIBA, PERO SÓLO EN EL MECANISMO DE EMPUJE, CON LO QUE LA BOLSA SE PUEDE ROTAR. EL TAMAÑO DEL DIAMETRO DE LA BOLSA NO ALCANZA LOS 15 CM SOLICITADOS, POR LO QUE NO CUMPLE EL PPT	0	21%	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	-	
	25	SU.PC.SANI.01.13.04.509000		BOLSA RECOGIDA PIEZAS INTRAABDOMINALES	GRANDE, CON DIAMETRO DE LA BOLSA ABIERTA APROXIMADAMENTE ENTRE 15 Y 25 CM	270	21%	52,030000	TELEFLEX MEDICAL S.A.U		CIP:100028315514-REF:332800-000030	EL MECANISMO DE LA BOLSA ESTÁ SEPARADO DEL INTRODUCTOR, CON LO QUE LA BOLSA SE QUEDA DENTRO DE LA CAVIDAD AL LANZARLA, DIFICULTANDO SU RECUPERACIÓN. NO DISPONE DE MARCAS PARA INDICAR QUE SE QUEDA BOCA ARRIBA, EL MECANISMO INTRODUCTOR NO DISPONE DE SISTEMA DE AGARRE, LO QUE DIFICULTA SU UTILIZACIÓN	5	21%	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	-	
	26	SU.PC.SANI.01.13.04.509000		BOLSA RECOGIDA PIEZAS INTRAABDOMINALES	EXTRA GRANDE, CON DIAMETRO DE LA BOLSA ABIERTA MAYOR DE 25 CM	12	21%	96,800000	DGM VASCULAR S.L.		CIP:100126512806-REF:0208-RBM1200	EL MECANISMO DE LA BOLSA ESTÁ SEPARADO DEL INTRODUCTOR, CON LO QUE LA BOLSA SE QUEDA DENTRO DE LA CAVIDAD AL LANZARLA, DIFICULTANDO SU RECUPERACIÓN. NO DISPONE DE MARCAS PARA INDICAR QUE SE QUEDA BOCA ARRIBA, NECESITA DE AMBAS MANOS PARA DISPARARLA. ADEMÁS LA BOLSA PRESENTADA NO ES EXTRAGRANDE, ES DECIR, NO CUMPLE EL PPT QUE INDICA QUE EL DIÁMETRO DE LA BOLSA ABIERTA DEBE SER MAYOR DE 25 CM	0	21%	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	-	
	26	SU.PC.SANI.01.13.04.509000		BOLSA RECOGIDA PIEZAS INTRAABDOMINALES	EXTRA GRANDE, CON DIAMETRO DE LA BOLSA ABIERTA MAYOR DE 25 CM	12	21%	96,800000	DEXTROMEDICA, S.L.		CIP:100097298703-REF:FEP9790000	LA BOLSA PRESENTADA NO ES EXTRAGRANDE, ES DECIR, NO CUMPLE EL PPT QUE INDICA QUE EL DIÁMETRO DE LA BOLSA ABIERTA DEBE SER MAYOR DE 25 CM	0	21%	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	-	**DESIERTO**
	26	SU.PC.SANI.01.13.04.509000		BOLSA RECOGIDA PIEZAS INTRAABDOMINALES	EXTRA GRANDE, CON DIAMETRO DE LA BOLSA ABIERTA MAYOR DE 25 CM	12	21%	96,800000	MBA INCORPORADO S.L.		CIP:100097297692-REF:EP-EB08	LA BOLSA PRESENTADA NO ES EXTRAGRANDE, ES DECIR, NO CUMPLE EL PPT QUE INDICA QUE EL DIÁMETRO DE LA BOLSA ABIERTA DEBE SER MAYOR DE 25 CM	0	21%	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	-	
	26	SU.PC.SANI.01.13.04.509000		BOLSA RECOGIDA PIEZAS INTRAABDOMINALES	EXTRA GRANDE, CON DIAMETRO DE LA BOLSA ABIERTA MAYOR DE 25 CM	12	21%	96,800000	PRODUCTOS ESPECIALES NEOMEDIC INTERNATIONAL S.L.		CIP:100126404815-REF:RB10.1200	LA BOLSA PRESENTADA NO ES EXTRAGRANDE, ES DECIR, NO CUMPLE EL PPT QUE INDICA QUE EL DIÁMETRO DE LA BOLSA ABIERTA DEBE SER MAYOR DE 25 CM	0	21%	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	-	
	26	SU.PC.SANI.01.13.04.509000		BOLSA RECOGIDA PIEZAS INTRAABDOMINALES	EXTRA GRANDE, CON DIAMETRO DE LA BOLSA ABIERTA MAYOR DE 25 CM	12	21%	96,800000	PALEX MEDICAL S.A.		CIP:100126735656-REF:550-000-008	LA BOLSA PRESENTADA NO ES EXTRAGRANDE, ES DECIR, NO CUMPLE EL PPT QUE INDICA QUE EL DIÁMETRO DE LA BOLSA ABIERTA DEBE SER MAYOR DE 25 CM	0	21%	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	-	
	26	SU.PC.SANI.01.13.04.509000		BOLSA RECOGIDA PIEZAS INTRAABDOMINALES	EXTRA GRANDE, CON DIAMETRO DE LA BOLSA ABIERTA MAYOR DE 25 CM	12	21%	96,800000	PROTESIS HOSPITALARIAS S.A. (PROHOSA)		CIP:100076414764-REF:PS3444ULT	LA BOLSA PRESENTADA NO ES EXTRAGRANDE, ES DECIR, NO CUMPLE EL PPT QUE INDICA QUE EL DIÁMETRO DE LA BOLSA ABIERTA DEBE SER MAYOR DE 25 CM	0	21%	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	-	
	26	SU.PC.SANI.01.13.04.509000		BOLSA RECOGIDA PIEZAS INTRAABDOMINALES	EXTRA GRANDE, CON DIAMETRO DE LA BOLSA ABIERTA MAYOR DE 25 CM	12	21%	96,800000	SISTEMAS INTEGRALES DE MEDICINA S.A.		CIP:100091475997-REF:LM302XL	LA BOLSA PRESENTADA NO ES EXTRAGRANDE, ES DECIR, NO CUMPLE EL PPT QUE INDICA QUE EL DIÁMETRO DE LA BOLSA ABIERTA DEBE SER MAYOR DE 25 CM	0	21%	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	-	
	27	SU.PC.SANI.01.13.07.351000	B43362	ELECTRODO RESECTOSCOPIO-Tipo de conexión:bipolar;Tipo de punta:asa;	TIPO DE CONEXIÓN BIPOLAR. TIPO DE PUNTA ASA. PARA USO CON EQUIPO DE ELECTROCIRUGIA DE OLYMPUS	48	21%	202,070000	OLYMPUS IBERIA S.A.U		CIP:100008945557-REF:WA22306D	EL PRODUCTO OFERTADO ES MUY ADECUADO PARA EL USO A QUE VA DESTINADO	20	21%	167,000000	202,070000	0,00%	0	0,098976	35	55,000000	**OLYMPUS IBERIA S.A.U**
	28	SU.PC.SANI.01.13.07.351000	B38556	ELECTRODO RESECTOSCOPIO-Tipo de conexión:bipolar;Tipo de punta:berbiquí;	Tipo de conexión bipolar, tipo de punta berbiquí. Deberá ceder en uso un equipo para histeroscopia para el Hospital Infanta Margarita y otro para el Hospital Universitario Reina Sofía: sistema de electrocirugía con energía bipolar con electrodos de muy pequeño calibre para usar a través de histeroscopio.	220	21%	222,676300	JOHNSON & JOHNSON S.A.		CIP:100005670870-REF:467	EL PRODUCTO OFERTADO ES MUY ADECUADO PARA EL USO A QUE VA DESTINADO	20	21%	184,000000	222,640000	0,02%	1,75	0,089831	35,00	56,750000	**JOHNSON & JOHNSON S.A.**
	28	SU.PC.SANI.01.13.07.351000	B38556	ELECTRODO RESECTOSCOPIO-Tipo de conexión:bipolar;Tipo de punta:berbiquí;	Tipo de conexión bipolar, tipo de punta berbiquí. Deberá ceder en uso un equipo para histeroscopia para el Hospital Infanta Margarita y otro para el Hospital Universitario Reina Sofía: sistema de electrocirugía con energía bipolar con electrodos de muy pequeño calibre para usar a través de histeroscopio.	220	21%	222,676300	OLYMPUS IBERIA S.A.U		CIP:100007179519-REF:EG714510	EL PRODUCTO OFERTADO ES MUY ADECUADO PARA EL USO A QUE VA DESTINADO	20	21%	184,033058	222,680000	0,00%	0,00	0,089815	34,99	54,993766	
	29	SU.PC.SANI.01.13.07.351000	F34722	ELECTRODO RESECTOSCOPIO-GC	TIPO DE CONEXIÓN BIPOLAR. TIPO DE PUNTA BERBIQUI. PARA USO CON GENERADOR BIPOLAR GYRUS DE OLYMPUS	20	21%	242,000000	**OLYMPUS IBERIA S.A.U**		**CIP:100007179519-REF:EG714510**	EL PRODUCTO OFERTADO ES MUY ADECUADO PARA EL USO A QUE VA DESTINADO	20	21%	184,033058	222,680000	7,98%	28	0,089815	35	83,000000	**OLYMPUS IBERIA S.A.U**
	30	SU.PC.SANI.01.13.07.351000	C51964	ELECTRODO RESECTOSCOPIO-Tipo de conexión:bipolar;Tipo de punta:lazo;	TIPO DE CONEXIÓN BIPOLAR. TIPO DE PUNTA LAZO. PARA USO CON GENERADOR BIPOLAR GYRUS DE OLYMPUS	100	21%	376,794000	PRODUCTOS ESPECIALES NEOMEDIC INTERNATIONAL S.L.		CIP:100126407249-REF:VRU21	EL PRODUCTO OFERTADO NO CUMPLE PPT AL NO SER COMPATIBLE CON EL GENERADOR BIPOLAR GYRUS DE OLYMPUS	0	21%	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	-	
	30	SU.PC.SANI.01.13.07.351000	C51964	ELECTRODO RESECTOSCOPIO-Tipo de conexión:bipolar;Tipo de punta:lazo;	TIPO DE CONEXIÓN BIPOLAR. TIPO DE PUNTA LAZO. PARA USO CON GENERADOR BIPOLAR GYRUS DE OLYMPUS	100	21%	376,794000	OLYMPUS IBERIA S.A.U		CIP:100006121533-REF:EG714941	EL PRODUCTO OFERTADO ES MUY ADECUADO PARA EL USO A QUE VA DESTINADO.	20	21%	311,396694	376,790000	0,00%	0,00	0,05308	35,00	55,00	**OLYMPUS IBERIA S.A.U**
	31	SU.PC.SANI.01.13.07.351000	D47051	ELECTRODO RESECTOSCOPIO-Tipo de conexión:monopolar;Tipo de punta:aguja;	TIPO DE CONEXIÓN MONOPOLAR. TIPO DE PUNTA AGUJA. PARA USO CON URETROTOMOS VISUALES DE KARL STORZ PARA UROLOGIA	20	21%	169,400000	KARL STORZ ENDOSCOPIA IBERICA S.A		CIP:100076929462-REF:091210-10	EL PRODUCTO OFERTADO DISPONE DE DOS VÁSTAGOS GUIADORES, LO QUE LO HACE NO COMPATIBLE CON LOS URETROTOMOS DISPONIBLES EN EL CENTRO	0	21%	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	Excluido por no superar umbral mínimo	-	

Agr	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERISTICAS TÉCNICAS	UdsLic	%iva	PreLicIVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos	%iva OFERTA	P.Unitaria s/IVA	P.Unitaria c/IVA	% BAJADA	PUNTOS	GRADO DE EFICIENCIA	PUNTOS	TOTAL	ADJUDICATARIO
	31	SU.PC.SANI.01.13.07.351000	D47051	ELECTRODO RESECTOSCOPIO-Tipo de conexión:monopolar;Tipo de punta:aguja;	TIPO DE CONEXIÓN MONOPOLAR. TIPO DE PUNTA AGUJA. PARA USO CON URETROTOMOS VISUALES DE KARL STORZ PARA UROLOGIA	20	21%	169,400000	KARL STORZ ENDOSCOPIA IBERICA S.A	V1	CIP:100113872425-REF:091220-10	EL PRODUCTO OFERTADO ES MUY ADECUADO PARA EL USO A QUE VA DESTINADO. DISPONE DE UN SOLO VÁSTAGO GUIADOR, LO QUE LO HACE COMPATIBLE CON LOS URETROTOMOS DISPONIBLES EN EL CENTRO	20	21%	140,000000	169,400000	0,00%	0	0,118064	35	55,00	**KARL STORZ ENDOSCOPIA IBERICA S.A**
	32	SU.PC.SANI.01.13.07.501000	E19561	ELECTRODO FIBRA OPTICA LASER-LONGITUD:[3000-4000];Diámetro:[200-200];	PARA USO CON LASER DE HOLMIUM LUMENIS	2	21%	2.420,000000	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.		CIP:100085319713-REF:840-391	EL PRODUCTO OFERTADO ES MUY ADECUADO PARA EL USO A QUE VA DESTINADO. LONGITUD 3000 MM	20	21%	450,000000	544,500000	77,50%	45,00	0,036731	35,00	100,00	**BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.**
	32	SU.PC.SANI.01.13.07.501000	E19561	ELECTRODO FIBRA OPTICA LASER-LONGITUD:[3000-4000];Diámetro:[200-200];	PARA USO CON LASER DE HOLMIUM LUMENIS	2	21%	2.420,000000	IZASA HOSPITAL S.L.U		CIP:100028872934-REF:0626-221-20	EL PRODUCTO OFERTADO ES MUY ADECUADO PARA EL USO A QUE VA DESTINADO. LONGITUD 3000 MM	20	21%	1.900,000000	2.299,000000	5,00%	17,50	0,008699	8,29	45,79	
	33	SU.PC.SANI.01.13.07.501000	E19577	ELECTRODO FIBRA OPTICA LASER-LONGITUD:[3000-4000];Diámetro:[550-550];	PARA USO CON LASER DE HOLMIUM LUMENIS	4	21%	1.157,982100	IZASA HOSPITAL S.L.U		CIP:100028322080-REF:0624-149-55	EL PRODUCTO OFERTADO ES MUY ADECUADO PARA EL USO A QUE VA DESTINADO. LONGITUD 3000 MM	20	21%	950,000000	1.149,500000	0,73%	3,3	0,017399	35	58,30	**IZASA HOSPITAL S.L.U**