INFORME TÉCNICO

PLS: CÓRDOBA

OBJETO DEL CONTRATO: Sum. INFUSION EXTRACCIÓN (01.05)

Nº de EXPEDIENTE: 400/2018 (PAAM 26/18)

Agr	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERISTICAS TÉCNICAS	UdsLic	%iva	PreLicIVA	PreLicSinIVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
1	1	SU.PC.SANI.01.05.0 0.002000	B38541	JERINGA CONO LUER 2-3ml.-Tipo de Conexión:luer;		1861798	21%	0,017303	0,014300	BECTON DICKINSON, S.A.		CIP-100000409747 / REF:300928	Buen bloqueo del embolo. Bien milimetrado, y con poca fricción al uso	20
1	1	SU.PC.SANI.01.05.0 0.002000	B38541	JERINGA CONO LUER 2-3ml.-Tipo de Conexión:luer;		1861798	21%	0,017303	0,014300	GARRIC MEDICA, S.L.		CIP-100107222858 / REF:313001	Peor seguridad en la extracción del émbolo, solo tienen un tope, por lo que existe la posibilidad de pérdida del fluido contenido en la jeringa Se desarma con facilidad. Milimetrado mas pequeño.	5
1	1	SU.PC.SANI.01.05.0 0.002000	B38541	JERINGA CONO LUER 2-3ml.-Tipo de Conexión:luer;		1861798	21%	0,017303	0,014300	NACATUR 2 ESPAÑA, S.L.		CIP-100085639543 / REF:CCAR20020100 0	Buen bloqueo del embolo y bien milimetrado. Con poca fricción al uso. Deja residuo sólido en el cuerpo de la jeringa al retirar el émbolo.	7
1	2	SU.PC.SANI.01.05.0 0.005000	B39221	JERINGA CONO LUER 5ml.-Tipo de Conexión:luer;		3352008	21%	0,021175	0,017500	BECTON DICKINSON, S.A.		CIP-100000406313 / REF:309050	Buen bloqueo del embolo. Bien milimetrado, y con poca fricción al uso	20
1	2	SU.PC.SANI.01.05.0 0.005000	B39221	JERINGA CONO LUER 5ml.-Tipo de Conexión:luer;		3352008	21%	0,021175	0,017500	GARRIC MEDICA, S.L.		CIP-100107223060 / REF:307005	Peor seguridad en la extracción del émbolo, solo tienen un tope, por lo que existe la posibilidad de pérdida del fluido contenido en la jeringa Se desarma con facilidad. Milimetrado mas pequeño.	5
1	2	SU.PC.SANI.01.05.0 0.005000	B39221	JERINGA CONO LUER 5ml.-Tipo de Conexión:luer;		3352008	21%	0,021175	0,017500	NACATUR 2 ESPAÑA, S.L.		CIP-100085649948 / REF:CCAR20050200 0	Buen bloqueo del embolo y bien milimetrado. Con poca fricción al uso. Deja residuo sólido en el cuerpo de la jeringa al retirar el émbolo.	7
1	3	SU.PC.SANI.01.05.0 0.010000	B38097	JERINGA CONO LUER 10ml.-Tipo de Conexión:luer;		2731388	21%	0,032912	0,027200	BECTON DICKINSON, S.A.		CIP-100000406818 / REF:309110	Buen bloqueo del embolo. Bien milimetrado, y con poca fricción al uso	20
1	3	SU.PC.SANI.01.05.0 0.010000	B38097	JERINGA CONO LUER 10ml.-Tipo de Conexión:luer;		2731388	21%	0,032912	0,027200	GARRIC MEDICA, S.L.		CIP-100107223262 / REF:308003	Peor seguridad en la extracción del émbolo, solo tienen un tope, por lo que existe la posibilidad de pérdida del fluido contenido en la jeringa Se desarma con facilidad. Milimetrado mas pequeño.	5
1	3	SU.PC.SANI.01.05.0 0.010000	B38097	JERINGA CONO LUER 10ml.-Tipo de Conexión:luer;		2731388	21%	0,032912	0,027200	NACATUR 2 ESPAÑA, S.L.		CIP-100085639644/ REF:CCAR20100200 0	Buen bloqueo del embolo y bien milimetrado. Con poca fricción al uso. Deja residuo sólido en el cuerpo de la jeringa al retirar el émbolo.	7
1	4	SU.PC.SANI.01.05.0 0.020000	B39223	JERINGA CONO LUER 20ml.-Tipo de Conexión:luer;		139004	21%	0,051062	0,042200	BECTON DICKINSON, S.A.		CIP-100000411566 / REF:300296	Buen bloqueo del embolo. Bien milimetrado, y con poca fricción al uso	20
1	4	SU.PC.SANI.01.05.0 0.020000	B39223	JERINGA CONO LUER 20ml.-Tipo de Conexión:luer;		139004	21%	0,051062	0,042200	GARRIC MEDICA, S.L.		CIP-100107223565 / REF:309003	Peor seguridad en la extracción del émbolo, solo tienen un tope, por lo que existe la posibilidad de pérdida del fluido contenido en la jeringa Se desarma con facilidad. Milimetrado mas pequeño.	5
1	4	SU.PC.SANI.01.05.0 0.020000	B39223	JERINGA CONO LUER 20ml.-Tipo de Conexión:luer;		139004	21%	0,051062	0,042200	NACATUR 2 ESPAÑA, S.L.		CIP-100085649847/ REF:CCAR20200200 0	Buen bloqueo del embolo y bien milimetrado. Con poca fricción al uso. Deja residuo sólido en el cuerpo de la jeringa al retirar el émbolo.	7
2	5	SU.PC.SANI.01.05.0 0.305000	B41787	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 5ml.-Tipo de Conexión:luer;		13600	21%	0,045133	0,037300	AMEVISA, S.A.		CIP-100088881086 / REF:55LC	El émbolo se sale con mucha facilidad por lo que existe la posibilidad de pérdida del fluido contenido en la jeringa Peor visibilidad del milimetrado	5
2	5	SU.PC.SANI.01.05.0 0.305000	B41787	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 5ml.-Tipo de Conexión:luer;		13600	21%	0,045133	0,037300	C.V.MÉDICA		CIP-100099703706 / REF:8500005	El émbolo se sale con mucha facilidad por lo que existe la posibilidad de pérdida del fluido contenido en la jeringa Peor visibilidad del milimetrado	5
2	5	SU.PC.SANI.01.05.0 0.305000	B41787	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 5ml.-Tipo de Conexión:luer;		13600	21%	0,045133	0,037300	BECTON DICKINSON, S.A.		CIP-100030599382 / REF:307731	Doble bloqueo, que aporta seguridad, dificultando la salida del émbolo. Bien milimetrado y de buena visibilidad	20
2	5	SU.PC.SANI.01.05.0 0.305000	B41787	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 5ml.-Tipo de Conexión:luer;		13600	21%	0,045133	0,037300	B. BRAUN MEDICAL, S.A.		CIP-100000363773 / REF:4616057V	Doble bloqueo, que aporta seguridad, dificultando la salida del émbolo. Bien milimetrado y de buena visibilidad	20
2	5	SU.PC.SANI.01.05.0 0.305000	B41787	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 5ml.-Tipo de Conexión:luer;		13600	21%	0,045133	0,037300	ENVASES FARMACEÚTICOS, S.A.		CIP-100070110899 / REF:JS3	El émbolo no ofrece mucha resistencia. Bien milimetrado y de buena visibilidad.	7

Agr	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERISTICAS TÉCNICAS	UdsLic	%iva	PreLicIVA	PreLicSinIVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
2	5	SU.PC.SANI.01.05.0 0.305000	B41787	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 5ml.-Tipo de Conexión:luer;		13600	21%	0,045133	0,037300	GARRIC MEDICA, S.L.		CIP-100114434109 / REF:180005ST	El émbolo se sale con mucha facilidad por lo que existe la posibilidad de pérdida del fluido contenido en la jeringa Se desarma con facilidad	5
2	5	SU.PC.SANI.01.05.0 0.305000	B41787	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 5ml.-Tipo de Conexión:luer;		13600	21%	0,045133	0,037300	LAMBRA, S.L.		CIP-100120502809 / REF:1310244	El émbolo no ofrece mucha resistencia. Bien milimetrado y de buena visibilidad.	7
2	5	SU.PC.SANI.01.05.0 0.305000	B41787	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 5ml.-Tipo de Conexión:luer;		13600	21%	0,045133	0,037300	NACATUR 2 ESPAÑA, S.L.		CIP-100081267380 / REF:CCAR00501000	El émbolo no ofrece mucha resistencia. Bien milimetrado y de buena visibilidad.	7
2	6	SU.PC.SANI.01.05.0 0.310000	B41849	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 10ml.-Tipo de Conexión:luer;		206230	21%	0,05082	0,042000	AMEVISA, S.A.		CIP-100088889763 / REF:10LC	El émbolo se sale con mucha facilidad por lo que existe la posibilidad de pérdida del fluido contenido en la jeringa Peor visibilidad del milimetrado	5
2	6	SU.PC.SANI.01.05.0 0.310000	B41849	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 10ml.-Tipo de Conexión:luer;		206230	21%	0,05082	0,042000	C.V.MÉDICA		CIP-100099703807 / REF:8500010	El émbolo se sale con mucha facilidad por lo que existe la posibilidad de pérdida del fluido contenido en la jeringa Peor visibilidad del milimetrado	5
2	6	SU.PC.SANI.01.05.0 0.310000	B41849	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 10ml.-Tipo de Conexión:luer;		206230	21%	0,05082	0,042000	B. BRAUN MEDICAL, S.A.		CIP-100000352560 / REF:4616103V	Doble bloqueo, que aporta seguridad, dificultando la salida del émbolo. Bien milimetrado y de muy buena visibilidad.	20
2	6	SU.PC.SANI.01.05.0 0.310000	B41849	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 10ml.-Tipo de Conexión:luer;		206230	21%	0,05082	0,042000	BECTON DICKINSON, S.A.		CIP-100123353099 / REF:303219	El émbolo no ofrece mucha resistencia. Bien milimetrado y de buena visibilidad.	7
2	6	SU.PC.SANI.01.05.0 0.310000	B41849	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 10ml.-Tipo de Conexión:luer;		206230	21%	0,05082	0,042000	ENVASES FARMACEÚTICOS, S.A.		CIP-100070111102 / REF:JS4	El émbolo no ofrece mucha resistencia. Bien milimetrado y de buena visibilidad.	7
2	6	SU.PC.SANI.01.05.0 0.310000	B41849	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 10ml.-Tipo de Conexión:luer;		206230	21%	0,05082	0,042000	GARRIC MEDICA, S.L.		CIP-100114434200 / REF:180010ET	El émbolo se sale con mucha facilidad por lo que existe la posibilidad de pérdida del fluido contenido en la jeringa Se desarma con facilidad	5
2	6	SU.PC.SANI.01.05.0 0.310000	B41849	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 10ml.-Tipo de Conexión:luer;		206230	21%	0,05082	0,042000	LAMBRA, S.L.		CIP-100120494111 / REF:1310248	El émbolo no ofrece mucha resistencia. Bien milimetrado y de buena visibilidad.	7
2	6	SU.PC.SANI.01.05.0 0.310000	B41849	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 10ml.-Tipo de Conexión:luer;		206230	21%	0,05082	0,042000	NACATUR 2 ESPAÑA, S.L.		CIP-100081273341 / REF:CCAR01002000	El émbolo no ofrece mucha resistencia. Bien milimetrado y de buena visibilidad.	7
2	7	SU.PC.SANI.01.05.0 0.320000	B38100	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 20ml.-Tipo de Conexión:luer;		431382	21%	0,1034	0,085455	AMEVISA, S.A.		CIP-100088890077 / REF:20LE	El émbolo se sale con mucha facilidad por lo que existe la posibilidad de pérdida del fluido contenido en la jeringa Peor visibilidad del milimetrado	5
2	7	SU.PC.SANI.01.05.0 0.320000	B38100	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 20ml.-Tipo de Conexión:luer;		431382	21%	0,1034	0,085455	C.V.MÉDICA		CIP-100099721182 / REF:8500020	El émbolo se sale con mucha facilidad por lo que existe la posibilidad de pérdida del fluido contenido en la jeringa Peor visibilidad del milimetrado	5
2	7	SU.PC.SANI.01.05.0 0.320000	B38100	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 20ml.-Tipo de Conexión:luer;		431382	21%	0,1034	0,085455	B. BRAUN MEDICAL, S.A.		CIP-100000368420 / REF:4616200V	Doble bloqueo, que aporta seguridad, dificultando la salida del émbolo. Bien milimetrado y de buena visibilidad	20
2	7	SU.PC.SANI.01.05.0 0.320000	B38100	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 20ml.-Tipo de Conexión:luer;		431382	21%	0,1034	0,085455	BECTON DICKINSON, S.A.		CIP-100000405606 / REF:300613	Doble bloqueo, que aporta seguridad, dificultando la salida del émbolo. Bien milimetrado y de buena visibilidad	20
2	7	SU.PC.SANI.01.05.0 0.320000	B38100	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 20ml.-Tipo de Conexión:luer;		431382	21%	0,1034	0,085455	ENVASES FARMACEÚTICOS, S.A.		CIP-100070101909 / REF:JS5	El émbolo no ofrece mucha resistencia. Bien milimetrado y de buena visibilidad.	7
2	7	SU.PC.SANI.01.05.0 0.320000	B38100	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 20ml.-Tipo de Conexión:luer;		431382	21%	0,1034	0,085455	GARRIC MEDICA, S.L.		CIP-100114453494 / REF:180020ET	El émbolo se sale con mucha facilidad por lo que existe la posibilidad de pérdida del fluido contenido en la jeringa Se desarma con facilidad	5
2	7	SU.PC.SANI.01.05.0 0.320000	B38100	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 20ml.-Tipo de Conexión:luer;		431382	21%	0,1034	0,085455	LAMBRA, S.L.		CIP-100120494010 / REF:1310250	El émbolo no ofrece mucha resistencia. Bien milimetrado y de buena visibilidad.	7
2	7	SU.PC.SANI.01.05.0 0.320000	B38100	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 20ml.-Tipo de Conexión:luer;		431382	21%	0,1034	0,085455	NACATUR 2 ESPAÑA, S.L.		CIP-100081267481 / REF:CCAR02002000	El émbolo no ofrece mucha resistencia. Bien milimetrado y de buena visibilidad.	7
3	8	SU.PC.SANI.01.05.0 0.305000	B39226	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 5ml.-Tipo de Conexión:luer-lock;		60000	21%	0,0605	0,050000	AMEVISA, S.A.		CIP-100088890279 / REF:55LL	Émbolo y visibilidad aceptables	7
3	8	SU.PC.SANI.01.05.0 0.305000	B39226	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 5ml.-Tipo de Conexión:luer-lock;		60000	21%	0,0605	0,050000	C.V.MÉDICA		CIP-100099704413 / REF:8501005	Émbolo y visibilidad aceptables	7
3	8	SU.PC.SANI.01.05.0 0.305000	B39226	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 5ml.-Tipo de Conexión:luer-lock;		60000	21%	0,0605	0,050000	BECTON DICKINSON, S.A.		CIP-100000350247 / REF:309649	Buena visibilidad del milimetrado. Émbolo fuerte	20

Agr	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERISTICAS TÉCNICAS	UdsLic	%iva	PreLicIVA	PreLicSinIVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
3	8	SU.PC.SANI.01.05.0 0.305000	B39226	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 5ml.-Tipo de Conexión:luer-lock;		60000	21%	0,0605	0,050000	GARRIC MEDICA, S.L.		CIP-100114434503 / REF:180005	Émbolo y visibilidad aceptables	7
3	8	SU.PC.SANI.01.05.0 0.305000	B39226	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 5ml.-Tipo de Conexión:luer-lock;		60000	21%	0,0605	0,050000	NACATUR 2 ESPAÑA, S.L.		CIP-100081273442 / REF:CCAR00503000	Émbolo y visibilidad aceptables	7
3	9	SU.PC.SANI.01.05.0 0.310000	B39227	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 10ml.-Tipo de Conexión:luer-lock;		30400	21%	0,110715	0,091500	AMEVISA, S.A.		CIP-100088890370 / REF:10LL	Émbolo y visibilidad aceptables	7
3	9	SU.PC.SANI.01.05.0 0.310000	B39227	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 10ml.-Tipo de Conexión:luer-lock;		30400	21%	0,110715	0,091500	C.V.MÉDICA		CIP-100099721384 / REF:8501010	Émbolo y visibilidad aceptables	7
3	9	SU.PC.SANI.01.05.0 0.310000	B39227	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 10ml.-Tipo de Conexión:luer-lock;		30400	21%	0,110715	0,091500	BECTON DICKINSON, S.A.		CIP-100000357510 / REF:305959	Buena visibilidad del milimetrado. Émbolo fuerte	20
3	9	SU.PC.SANI.01.05.0 0.310000	B39227	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 10ml.-Tipo de Conexión:luer-lock;		30400	21%	0,110715	0,091500	GARRIC MEDICA, S.L.		CIP-100114453898 / REF:180010	Émbolo y visibilidad aceptables	7
3	9	SU.PC.SANI.01.05.0 0.310000	B39227	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 10ml.-Tipo de Conexión:luer-lock;		30400	21%	0,110715	0,091500	NACATUR 2 ESPAÑA, S.L.		CIP-100081267289 / REF:CCAR01003000	Émbolo y visibilidad aceptables	7
3	10	SU.PC.SANI.01.05.0 0.320000	B39228	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 20ml.-Tipo de Conexión:luer-lock;		54720	21%	0,2178	0,180000	AMEVISA, S.A.		CIP-100088890875 / REF:20LL	La muestra aportada no es de conexión luer-lock por lo que no cumple las características exigidas	0
3	10	SU.PC.SANI.01.05.0 0.320000	B39228	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 20ml.-Tipo de Conexión:luer-lock;		54720	21%	0,2178	0,180000	C.V.MÉDICA		CIP-100099721687 / REF:8501020	Émbolo y visibilidad aceptables	7
3	10	SU.PC.SANI.01.05.0 0.320000	B39228	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 20ml.-Tipo de Conexión:luer-lock;		54720	21%	0,2178	0,180000	BECTON DICKINSON, S.A.		CIP-100000405707/ REF:300629	Buena visibilidad del milimetrado. Émbolo fuerte	20
3	10	SU.PC.SANI.01.05.0 0.320000	B39228	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 20ml.-Tipo de Conexión:luer-lock;		54720	21%	0,2178	0,180000	GARRIC MEDICA, S.L.		CIP-100114434604 / REF:180020	Émbolo y visibilidad aceptables	7
3	10	SU.PC.SANI.01.05.0 0.320000	B39228	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 20ml.-Tipo de Conexión:luer-lock;		54720	21%	0,2178	0,180000	NACATUR 2 ESPAÑA, S.L.		CIP-100081267784 / REF:CCAR02003000	Émbolo y visibilidad aceptables	7
4	11	SU.PC.SANI.01.05.0 2.302000	E27328	LINEA EXTENSION LUER-LOCK 50-100cm.-Longitud de la línea:[100-150];Tipo de conexión:m-h;		19206	21%	0,121	0,100000	BECTON DICKINSON, S.A.		CIP-100013325702/ REF:DI-100	Muy buena oferta. Mayor precision en el enroscado que la hace más dificil de desconectar	20
4	11	SU.PC.SANI.01.05.0 2.302000	E27328	LINEA EXTENSION LUER-LOCK 50-100cm.-Longitud de la línea:[100-150];Tipo de conexión:m-h;		19206	21%	0,121	0,100000	PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.		CIP-100000648559 / REF:P2LL 100 M/M	Buena oferta. Menor trayecto de rosca en la conexión. Solo una vuelta de rosca	13
4	12	SU.PC.SANI.01.05.0 2.302000	E27330	LINEA EXTENSION LUER-LOCK 50-100cm.-Longitud de la línea:[50-100];Tipo de conexión:m-h;		26206	21%	0,13431	0,111000	BECTON DICKINSON, S.A.		CIP-100013326116/ REF:DI-50	Muy buena oferta. Mayor precision en el enroscado que la hace más dificil de desconectar	20
4	12	SU.PC.SANI.01.05.0 2.302000	E27330	LINEA EXTENSION LUER-LOCK 50-100cm.-Longitud de la línea:[50-100];Tipo de conexión:m-h;		26206	21%	0,13431	0,111000	PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.		CIP-100000648458 / REF:P2LL 75 MF	Muy buena oferta. Mayor precision en el enroscado (dos vueltas de rosca) que la hace más dificil de desconectar	20
4	13	SU.PC.SANI.01.05.0 2.307000	E27325	LINEA EXTENSION LUER-LOCK 100-200cm.-Longitud de la línea:[150-300];Tipo de conexión:m-h;		16320	21%	0,132495	0,109500	BECTON DICKINSON, S.A.		CIP-100000379239 / REF:DI-150	Muy buena oferta. Mayor precision en el enroscado que la hace más dificil de desconectar	20
4	13	SU.PC.SANI.01.05.0 2.307000	E27325	LINEA EXTENSION LUER-LOCK 100-200cm.-Longitud de la línea:[150-300];Tipo de conexión:m-h;		16320	21%	0,132495	0,109500	PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.		CIP-100071978351 / REF:301,0300	Buena oferta. Menor trayecto de rosca en la conexión. Solo una vuelta de rosca	13
5	14	SU.PC.SANI.01.05.0 5.100001	B39599	JERINGA INSULINA 0.3ml. ESCALA 30 UNIDADES CON AGUJA-Longitud de la aguja:[5-10];Diámetro de la aguja:[30-30];		22222	10%	0,0583	0,053000	BECTON DICKINSON, S.A.		CIP-100001828073 / REF:324826	Buena oferta.	13
5	15	SU.PC.SANI.01.05.0 5.100004	B46702	JERINGA INSULINA 0.5ml. ESCALA 50 UNIDADES CON AGUJA-Longitud de la aguja:[10-16];Diámetro de la aguja:[29-29];		116702	10%	0,0539	0,049000	BECTON DICKINSON, S.A.		CIP-100000346307 / REF:320926	Buena oferta.	13
5	16	SU.PC.SANI.01.05.0 5.100004	C23208	JERINGA INSULINA 0.5ml. ESCALA 50 UNIDADES CON AGUJA-Longitud de la aguja:[5-10];Diámetro de la aguja:[28-28];		97870	10%	0,0539	0,049000	BECTON DICKINSON, S.A.		CIP-100000376007 / REF:320927	No cumple características técnicas solicitadas. La oferta presentada es de 30 G	0
6	17	SU.PC.SANI.01.05.0 5.300000	B39642	AGUJA HIPODERMICA PARA PLUMA INSULINA-Longitud:[10-15];Diámetro :[29-29];		44000	10%	0,05269	0,047900	BECTON DICKINSON, S.A.		CIP-100000405808 / REF:320216	Apta. Cumple lo solicitado	7
6	17	SU.PC.SANI.01.05.0 5.300000	B39642	AGUJA HIPODERMICA PARA PLUMA INSULINA-Longitud:[10-15];Diámetro :[29-29];		44000	10%	0,05269	0,047900	IZASA HOSPITAL, S.L.U.		CIP-100097521362/ REF:8010-1	Apta. Cumple lo solicitado	7
6	18	SU.PC.SANI.01.05.0 5.300000	C26340	AGUJA HIPODERMICA PARA PLUMA INSULINA-Longitud:[5-7);Diámetro :[31-31];		40000	10%	0,05269	0,047900	BECTON DICKINSON, S.A.		CIP-100001828174 / REF:320212	Muy buena oferta. Longitud de aguja de 5 que es la más indicada	20
6	18	SU.PC.SANI.01.05.0 5.300000	C26340	AGUJA HIPODERMICA PARA PLUMA INSULINA-Longitud:[5-7);Diámetro :[31-31];		40000	10%	0,05269	0,047900	IZASA HOSPITAL, S.L.U.		CIP-100097521160/ REF:8013-1	Buena oferta. Longitud de aguja de 6	13
6	19	SU.PC.SANI.01.05.0 5.300000	C26341	AGUJA HIPODERMICA PARA PLUMA INSULINA-Longitud:[7-10);Diámetro :[31-31];		320000	10%	0,05269	0,047900	BECTON DICKINSON, S.A.		CIP-100001828275 / REF:320213	Apta. Cumple lo solicitado	7

Agr	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERISTICAS TÉCNICAS	UdsLic	%iva	PreLicIVA	PreLicSinIVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
6	19	SU.PC.SANI.01.05.05.300000	C26341	AGUJA HIPODERMICA PARA PLUMA INSULINA-Longitud:[7-10);Diámetro :[31-31];		320000	10%	0,05269	0,047900	IZASA HOSPITAL, S.L.U.		CIP-100097511260 / REF:8012-1	Apta. Cumple lo solicitado	7
6	20	SU.PC.SANI.01.05.05.300006	E69642	AGUJA HIPODERMICA PARA PLUMA INSULINA C/Protección-Longitud:[5-7);Diámetro :[30-30];		40000	10%	0,2849	0,259000	BECTON DICKINSON, S.A.		CIP-100084899568 / REF:329605	Muy buena oferta	20
6	20	SU.PC.SANI.01.05.05.300006	E69642	AGUJA HIPODERMICA PARA PLUMA INSULINA C/Protección-Longitud:[5-7);Diámetro :[30-30];		40000	10%	0,2849	0,259000	IZASA HOSPITAL, S.L.U.		CIP-100125782822 / REF:8162	No cumple las características técnicas solicitadas porque la oferta presentada es de diametro 31. Corresponde a otro GC que no es el licitado	0
6	21	SU.PC.SANI.01.05.05.300006	E69932	AGUJA HIPODERMICA PARA PLUMA INSULINA C/Protección-Longitud:[7-10);Diámetro :[30-30];		320000	10%	0,286	0,260000	BECTON DICKINSON, S.A.		CIP-100084899467 / REF:329608	Muy buena oferta	20
6	21	SU.PC.SANI.01.05.05.300006	E69932	AGUJA HIPODERMICA PARA PLUMA INSULINA C/Protección-Longitud:[7-10);Diámetro :[30-30];		320000	10%	0,286	0,260000	IZASA HOSPITAL, S.L.U.		CIP-100125782923 / REF:8163	No cumple las características técnicas solicitadas porque la oferta presentada es de diametro 31. Corresponde a otro GC que no es el licitado	0
7	22	SU.PC.SANI.01.05.10.190000	C50703	EQ. INFUSION PARA CALENTADORES DE FLUIDOS. FLUJO STANDAR-Infusión max.:[750-750];Infusión mín:[10-10];OPACO:no;PVC:si;	DEBERA CEDER EN USO UN NUMERO DE TRES BOMBAS DE INFUSION RAPIDA PARA CALENTAR FLUIDOS EN QUIROFANO, COMPATIBLES CON EL FUNGIBLE OFERTADO	102	21%	240,2939	198,590000	FERRER FARMA, S.A.		CIP-100014377324 / REF:1290020	Buena oferta	13
7	23	SU.PC.SANI.01.05.10.300000	B71947	RESERVORIO P/ALMACENAR Y FILTRAR FLUIDOS-CAPACIDAD DEL RESERVORIO:[3000-3000];	DEBERA CEDER EN USO UN NUMERO DE TRES BOMBAS DE INFUSION RAPIDA PARA CALENTAR FLUIDOS EN QUIROFANO, COMPATIBLES CON EL FUNGIBLE OFERTADO	102	21%	187,429	154,900000	FERRER FARMA, S.A.		CIP-100014377425 / REF:1290079	Buena oferta	13
8	24	SU.PC.SANI.01.05.15.000016	F20142	INFUSOR MEDICACION DE 60-300ml.-CAPACIDAD RESERVORIO:[100-150);VELOCIDAD DE INFUSION:[2-3);		5240	10%	16,676	15,160000	CARDIVA 2, S.L.		CIP-100098684501 / REF:UVAA1902	Apto. A la hora de llenar el infusor es necesario imprimir mayor fuerza lo que lo hace de más dificil manipulación	7
8	24	SU.PC.SANI.01.05.15.000016	F20142	INFUSOR MEDICACION DE 60-300ml.-CAPACIDAD RESERVORIO:[100-150);VELOCIDAD DE INFUSION:[2-3);		5240	10%	16,676	15,160000	GRIFOLS MOVACO, S.A.		CIP-100000386109 / REF:501050	Muy buena oferta. Facilidad de llenado, comodidad para el paciente por su reducido tamaño, cumple exactamente con la velocidad de infusión.Muy fiable en su utilizacion	20
8	24	SU.PC.SANI.01.05.15.000016	F20142	INFUSOR MEDICACION DE 60-300ml.-CAPACIDAD RESERVORIO:[100-150);VELOCIDAD DE INFUSION:[2-3);		5240	10%	16,676	15,160000	IZASA HOSPITAL, S.L.U.		CIP-100028166206 / REF:15-100D2-10	Buena oferta. Facilidad de utilizacin y seguridad de resultados, rendimiento y eficacia	13
8	24	SU.PC.SANI.01.05.15.000016	F20142	INFUSOR MEDICACION DE 60-300ml.-CAPACIDAD RESERVORIO:[100-150);VELOCIDAD DE INFUSION:[2-3);		5240	10%	16,676	15,160000	LABORATORIOS CAIR ESPAÑA, S.L.U.		CIP-100121663523 / REF:NDPI10020	Inadecuado. Se ha constatado que la velocidad de infusión no es la que indica, durando la infusión más tiempo del debido	5
8	24	SU.PC.SANI.01.05.15.000016	F20142	INFUSOR MEDICACION DE 60-300ml.-CAPACIDAD RESERVORIO:[100-150);VELOCIDAD DE INFUSION:[2-3);		5240	10%	16,676	15,160000	PALEX MEDICAL, S.A.		CIP-100107310241 / REF:442393	Apto. A la hora de llenar el infusor es necesario imprimir mayor fuerza lo que lo hace de más dificil manipulación	7
8	25	SU.PC.SANI.01.05.15.000016	D64395	INFUSOR MEDICACION DE 60-300ml.-CAPACIDAD RESERVORIO:[60-100);VELOCIDAD DE INFUSION:[0-1);		2184	10%	16,676	15,160000	CARDIVA 2, S.L.		CIP-100094468828 / REF:AA6000	Apto. A la hora de llenar el infusor es necesario imprimir mayor fuerza lo que lo hace de más dificil manipulación	7
8	25	SU.PC.SANI.01.05.15.000016	D64395	INFUSOR MEDICACION DE 60-300ml.-CAPACIDAD RESERVORIO:[60-100);VELOCIDAD DE INFUSION:[0-1);		2184	10%	16,676	15,160000	GRIFOLS MOVACO, S.A.		CIP-100000363975 / REF:501053	Muy buena oferta. Facilidad de llenado, comodidad para el paciente por su reducido tamaño, cumple exactamente con la velocidad de infusión. Muy fiable en su utilizacion	20
8	25	SU.PC.SANI.01.05.15.000016	D64395	INFUSOR MEDICACION DE 60-300ml.-CAPACIDAD RESERVORIO:[60-100);VELOCIDAD DE INFUSION:[0-1);		2184	10%	16,676	15,160000	IZASA HOSPITAL, S.L.U.		CIP-100000645428 / REF:15-065D5-10	Buena oferta. Facilidad de utilizacin y seguridad de resultados, rendimiento y eficacia	13
8	25	SU.PC.SANI.01.05.15.000016	D64395	INFUSOR MEDICACION DE 60-300ml.-CAPACIDAD RESERVORIO:[60-100);VELOCIDAD DE INFUSION:[0-1);		2184	10%	16,676	15,160000	LABORATORIOS CAIR ESPAÑA, S.L.U.		CIP-100125512906 / REF:NDPI6005	Inadecuado. Se ha constatado que la velocidad de infusión no es la que indica, durando la infusión más tiempo del debido	5
8	25	SU.PC.SANI.01.05.15.000016	D64395	INFUSOR MEDICACION DE 60-300ml.-CAPACIDAD RESERVORIO:[60-100);VELOCIDAD DE INFUSION:[0-1);		2184	10%	16,676	15,160000	PALEX MEDICAL, S.A.		CIP-100107299623 / REF:442364	Apto. A la hora de llenar el infusor es necesario imprimir mayor fuerza lo que lo hace de más dificil manipulación	7
9	26	SU.PC.SANI.01.05.15.000016	B41614	INFUSOR MEDICACION DE 60-300ml.-CAPACIDAD RESERVORIO:[300-500];VELOCIDAD DE INFUSION:[10-125);		288	10%	31,767287	28,879352	SIN OFERTAS				-
9	27	SU.PC.SANI.01.05.15.000016	F21737	INFUSOR MEDICACION DE 60-300ml.-CAPACIDAD RESERVORIO:[300-500];VELOCIDAD DE INFUSION:[2-3);		220	10%	31,767287	28,879352	SIN OFERTAS				-

Agr	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERISTICAS TÉCNICAS	UdsLic	%iva	PreLicIVA	PreLicSinIVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
10	28	SU.PC.SANI.01.05.15.200002	B42200	LINEA INFUSION BOMBA PCA-Longitud de la línea:[200-300];	CON LONGITUD EN EL TRAMO DE LA LINEA DESDE LA INSERCION AL SUERO HASTA EL SENSOR DE BOMBA DE ALREDEDOR DE 50 CM. DEBERA CEDER EN USO UN NUMERO DE 37 BOMBAS PCA CUYAS CARACTERÍSTICAS SE RECOGEN EN EL PPT	2800	21%	13,759156	11,371203	BECTON DICKINSON, S.A.		CIP-100090622082 / REF:PCA00004	Material de la línea menos flexible, lo que puede hacerlo más sensible a cambio de temperatura. La longitud de la linea desde el punto de insercción de la via de administración hasta la salida de la bomba es mas corto (aprox 40 cm), lo que lo hace menos comodo y dificulta el confort y el movimineto dl paciente del paciente	13
10	28	SU.PC.SANI.01.05.15.200002	B42200	LINEA INFUSION BOMBA PCA-Longitud de la línea:[200-300];	CON LONGITUD EN EL TRAMO DE LA LINEA DESDE LA INSERCION AL SUERO HASTA EL SENSOR DE BOMBA DE ALREDEDOR DE 50 CM. DEBERA CEDER EN USO UN NUMERO DE 37 BOMBAS PCA CUYAS CARACTERÍSTICAS SE RECOGEN EN EL PPT	2800	21%	13,759156	11,371203	ICU MEDICAL PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y HOSPITALARIOS, S.L.		CIP-100084799457 / REF:AP403/16346	Material de la línea más flexible. Longitud de la linea desde el punto de insercción de la via de administración hasta la salida de la bomba mas larga.	20
10	29	SU.PC.SANI.01.05.15.200003	E76794	LINEA INFUSION EPIDURAL BOMBA PCA-Longitud de la línea:[200-300];	CON LONGITUD EN EL TRAMO DE LA LINEA DESDE LA INSERCION AL SUERO HASTA EL SENSOR DE BOMBA DE ALREDEDOR DE 50 CM. DEBERA CEDER EN USO UN NUMERO DE 37 BOMBAS PCA CUYAS CARACTERÍSTICAS SE RECOGEN EN EL PPT	240	21%	13,759156	11,371203	BECTON DICKINSON, S.A.		CIP-100099321142 / REF:EPI00002	Material de la línea menos flexible, lo que puede hacerlo más sensible a cambio de temperatura. La longitud de la linea desde el punto de insercción de la via de administración hasta la salida de la bomba es mas corto (aprox 40 cm), lo que lo hace menos comodo y dificulta el confort y el movimineto dl paciente del paciente	13
10	29	SU.PC.SANI.01.05.15.200003	E76794	LINEA INFUSION EPIDURAL BOMBA PCA-Longitud de la línea:[200-300];	CON LONGITUD EN EL TRAMO DE LA LINEA DESDE LA INSERCION AL SUERO HASTA EL SENSOR DE BOMBA DE ALREDEDOR DE 50 CM. DEBERA CEDER EN USO UN NUMERO DE 37 BOMBAS PCA CUYAS CARACTERÍSTICAS SE RECOGEN EN EL PPT	240	21%	13,759156	11,371203	ICU MEDICAL PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y HOSPITALARIOS, S.L.		CIP-100084799558 / REF:AP402/16339	Material de la línea más flexible. Longitud de la linea desde el punto de insercción de la via de administración hasta la salida de la bomba mas larga.	20
11	30	SU.PC.SANI.01.05.20.200010	E86251	TRASVASADOR LIQUIDOS C/ LÍNEA Y CONEXIÓN LUER-HEMBRA-Látex:no;	COMPATIBLES CON BOMBAS DE LLENADO REPETER	1360	21%	16,94	14,000000	Sin ofertas				-
11	31	SU.PC.SANI.01.05.99.200006	E38933	TAPON PARA JERINGA ORAL GRANEL-Látex:no;	COMPATIBLES CON BOMBAS DE LLENADO REPETER	148000	21%	0,146814	0,121334	Sin ofertas				-
	32	SU.PC.SANI.01.05.00.350000	D95480	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 50ml.-Tipo de Conexión:luer;COLOR DE LA JERINGA:transparente;		46734	21%	0,208725	0,172500	AMEVISA, S.A.		CIP-100088890178 / REF:60LE	Oferta Apta. El embolo ofrece menos resistencia y es más fácil que se salga	7
	32	SU.PC.SANI.01.05.00.350000	D95480	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 50ml.-Tipo de Conexión:luer;COLOR DE LA JERINGA:transparente;		46734	21%	0,208725	0,172500	C.V.MÉDICA		CIP-100099989380 / REF:8500050	Oferta Apta. El embolo ofrece menos resistencia y es más fácil que se salga	7
	32	SU.PC.SANI.01.05.00.350000	D95480	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 50ml.-Tipo de Conexión:luer;COLOR DE LA JERINGA:transparente;		46734	21%	0,208725	0,172500	BECTON DICKINSON, S.A.		CIP-100000343579 / REF:300866	Buena. Buen ajuste del cuerpo con el émbolo	13
	32	SU.PC.SANI.01.05.00.350000	D95480	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 50ml.-Tipo de Conexión:luer;COLOR DE LA JERINGA:transparente;		46734	21%	0,208725	0,172500	ENVASES FARMACEÚTICOS, S.A.		CIP-100070111203 / REF:JS6	Oferta Apta. El embolo ofrece menos resistencia y es más fácil que se salga	7
	32	SU.PC.SANI.01.05.00.350000	D95480	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 50ml.-Tipo de Conexión:luer;COLOR DE LA JERINGA:transparente;		46734	21%	0,208725	0,172500	GARRIC MEDICA, S.L.		CIP-100114433997 / REF:180060ET	Muy buena. Buen ajuste del cuerpo con el émbolo. Muy buen deslizamiento.	20
	32	SU.PC.SANI.01.05.00.350000	D95480	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 50ml.-Tipo de Conexión:luer;COLOR DE LA JERINGA:transparente;		46734	21%	0,208725	0,172500	LAMBRA, S.L.		CIP-100120493808 / REF:1310252	Oferta Apta. El embolo ofrece menos resistencia y es más fácil que se salga	7
	32	SU.PC.SANI.01.05.00.350000	D95480	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 50ml.-Tipo de Conexión:luer;COLOR DE LA JERINGA:transparente;		46734	21%	0,208725	0,172500	NACATUR 2 ESPAÑA, S.L.		CIP-100081267582 / REF:CCAR05002000	Oferta Apta. El embolo ofrece menos resistencia y es más fácil que se salga	7
	33	SU.PC.SANI.01.05.00.350000	D93910	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 50ml.-Tipo de Conexión:luer-lock;COLOR DE LA JERINGA:transparente;		15380	21%	0,208725	0,172500	AMEVISA, S.A.		CIP-100088890471/ REF:60LL	Oferta Apta. El embolo ofrece menos resistencia y es más fácil que se salga	7
	33	SU.PC.SANI.01.05.00.350000	D93910	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 50ml.-Tipo de Conexión:luer-lock;COLOR DE LA JERINGA:transparente;		15380	21%	0,208725	0,172500	C.V.MÉDICA		CIP-100114142655 / REF:8501050	Oferta Apta. El embolo ofrece menos resistencia y es más fácil que se salga	7

Agr	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERISTICAS TÉCNICAS	UdsLic	%iva	PreLicIVA	PreLicSinIVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
	33	SU.PC.SANI.01.05.0 0.350000	D93910	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 50ml.-Tipo de Conexión:luer-lock;COLOR DE LA JERINGA:transparente;		15380	21%	0,208725	0,172500	BECTON DICKINSON, S.A.		CIP-100000352065 / REF:300865	Buena. Buen ajuste del cuerpo con el émbolo	13
	33	SU.PC.SANI.01.05.0 0.350000	D93910	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 50ml.-Tipo de Conexión:luer-lock;COLOR DE LA JERINGA:transparente;		15380	21%	0,208725	0,172500	GARRIC MEDICA, S.L.		CIP-100114452585 / REF:180060	Muy buena. Buen ajuste del cuerpo con el émbolo. Muy buen deslizamiento.	20
	33	SU.PC.SANI.01.05.0 0.350000	D93910	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 50ml.-Tipo de Conexión:luer-lock;COLOR DE LA JERINGA:transparente;		15380	21%	0,208725	0,172500	NACATUR 2 ESPAÑA, S.L.		CIP-100081267885 / REF:CCAR05003000	Oferta Apta. El embolo ofrece menos resistencia y es más fácil que se salga	7
	34	SU.PC.SANI.01.05.0 0.500000	E94951	JERINGA CONO CATETER 50ml.-Tipo de Conexión:cono catéter;Tipo de cono:cilíndrica;		125474	21%	0,21175	0,175000	AMEVISA, S.A.		CIP-100088881187/ REF:60CC	Muy buena oferta. Con tapón que es mas conveniente por higiene.	20
	34	SU.PC.SANI.01.05.0 0.500000	E94951	JERINGA CONO CATETER 50ml.-Tipo de Conexión:cono catéter;Tipo de cono:cilíndrica;		125474	21%	0,21175	0,175000	C.V.MÉDICA		CIP-100099721081 / REF:8500051	Con tapón que es mas conveniente por higiene.	20
	34	SU.PC.SANI.01.05.0 0.500000	E94951	JERINGA CONO CATETER 50ml.-Tipo de Conexión:cono catéter;Tipo de cono:cilíndrica;		125474	21%	0,21175	0,175000	BECTON DICKINSON, S.A.		CIP-100000347812 / REF:300867	No dispone de tapón y ofrece mucha resisitencia al manejo.	7
	34	SU.PC.SANI.01.05.0 0.500000	E94951	JERINGA CONO CATETER 50ml.-Tipo de Conexión:cono catéter;Tipo de cono:cilíndrica;		125474	21%	0,21175	0,175000	ENVASES FARMACEÚTICOS, S.A.		CIP-100094620268 / REF:JS8	No dispone de tapón. Oferta apta	7
	34	SU.PC.SANI.01.05.0 0.500000	E94951	JERINGA CONO CATETER 50ml.-Tipo de Conexión:cono catéter;Tipo de cono:cilíndrica;		125474	21%	0,21175	0,175000	NACATUR 2 ESPAÑA, S.L.		CIP-100081273048 / REF:CCAR05000000	Con tapón que es mas conveniente por higiene. Material endeble que puede dificultar la manipulación	7
	35	SU.PC.SANI.01.05.0 0.600003	D39514	JERINGA GASOMETRIA 3ml. C/AGUJA DE SEGURIDAD-Tipo de heparina:sólida;Tipo de Conexión:luer-lock;DIAMETRO DE LA AGUJA:[23-23];LONGITUD DE LA AGUJA:[0-30];		229936	21%	0,4356	0,360000	BECTON DICKINSON, S.A.		CIP-100000412778 / REF:364391	Muy buena oferta. Más facilidad para conexiones y desconexiones. Protector de aguja más seguro. Muy buena manejabilidad	20
	35	SU.PC.SANI.01.05.0 0.600003	D39514	JERINGA GASOMETRIA 3ml. C/AGUJA DE SEGURIDAD-Tipo de heparina:sólida;Tipo de Conexión:luer-lock;DIAMETRO DE LA AGUJA:[23-23];LONGITUD DE LA AGUJA:[0-30];		229936	21%	0,4356	0,360000	SMITHS MEDICAL ESPAÑA, S.R.L.		CIP-100090144458 / REF:4558PG	Buena oferta. Sistema de seguridad más pequeño y más endeble .	13
	36	SU.PC.SANI.01.05.0 0.800005	F02536	JERINGA C/ CONEXIÓN ESPECIFICA P/ ADMINISTR. ENTERAL 50-60ml. NO ASOCIADAS A BOMBA-Tipo de Conexión:Enfit;		13882	21%	0,7623	0,630000	FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A.U.		CIP-100102511074 / REF:9000786	No tienen cono asimetrico. Fricción demasiado dura para cargar y rellenar	7
	36	SU.PC.SANI.01.05.0 0.800005	F02536	JERINGA C/ CONEXIÓN ESPECIFICA P/ ADMINISTR. ENTERAL 50-60ml. NO ASOCIADAS A BOMBA-Tipo de Conexión:Enfit;		13882	21%	0,7623	0,630000	LABORATORIOS CAIR ESPAÑA, S		CIP-100103101630 / REF:NCE50SE	Cono asimetrico que es especifico para los aportes grasos. Manejabilidad más dura	13
	36	SU.PC.SANI.01.05.0 0.800005	F02536	JERINGA C/ CONEXIÓN ESPECIFICA P/ ADMINISTR. ENTERAL 50-60ml. NO ASOCIADAS A BOMBA-Tipo de Conexión:Enfit;		13882	21%	0,7623	0,630000	LAMBRA, S.L.		CIP-100120513214 / REF:1310347	No cumple las características técnicas solicitadas porque la oferta presentada no es conexión enfit. Corresponde a otro GC que no es el licitado	0
	36	SU.PC.SANI.01.05.0 0.800005	F02536	JERINGA C/ CONEXIÓN ESPECIFICA P/ ADMINISTR. ENTERAL 50-60ml. NO ASOCIADAS A BOMBA-Tipo de Conexión:Enfit;		13882	21%	0,7623	0,630000	VYGON, S.A.U.		CIP-100116563205 / REF:1015.607	Muy buena oferta. Manejabilidad muy suave y cono asimetrico que es especifico para los aportes grasos	20
	37	SU.PC.SANI.01.05.0 0.800005	D55874	JERINGA C/ CONEXIÓN ESPECIFICA P/ ADMINISTR. ENTERAL 50-60ml. NO ASOCIADAS A BOMBA-Tipo de Conexión:Rosca especial;		2100	21%	1,1011	0,910000	B. BRAUN MEDICAL, S.A.		CIP-100081396181 / REF:BC-S60EO	Cono asimetrico. Buena fricción, pero no es de color morado que es el internacionamente aconsejado para empleo en Neonatos para evitar errores de administración de alimentación y medicación.	13
	37	SU.PC.SANI.01.05.0 0.800005	D55874	JERINGA C/ CONEXIÓN ESPECIFICA P/ ADMINISTR. ENTERAL 50-60ml. NO ASOCIADAS A BOMBA-Tipo de Conexión:Rosca especial;		2100	21%	1,1011	0,910000	BECTON DICKINSON, S.A.		CIP-100090641973 / REF:305863	Cono no asimetrico y mayor fricción. No es de color morado que es el internacionamente aconsejado para empleo en Neonatos para evitar errores de administración de alimentación y medicación.	7
	37	SU.PC.SANI.01.05.0 0.800005	D55874	JERINGA C/ CONEXIÓN ESPECIFICA P/ ADMINISTR. ENTERAL 50-60ml. NO ASOCIADAS A BOMBA-Tipo de Conexión:Rosca especial;		2100	21%	1,1011	0,910000	VYGON, S.A.U.		CIP-100024754948 / REF:1015.602	Color morado que es el internacionamente aconsejado para empleo en Neonatos para evitar errores de administración de alimentación y medicación. Cono asimetrico. Buena fricción	20
	38	SU.PC.SANI.01.05.0 1.010000	C55491	EQUIPO GOTEO CON TOMA DE AIRE-Tipo de conexión:luer-lock;TOMA DE INYECCION EN Y:no;Látex:no;PVC:si;	VER CARACTERISTICAS ESPECIFICAS EN EL PPT	1520182	21%	0,181379	0,149900	BECTON DICKINSON, S.A.		CIP-100089059882 / REF:NT-820-180EGP	Tubo más opacao que dificulta el visionado de burbujas	13
	38	SU.PC.SANI.01.05.0 1.010000	C55491	EQUIPO GOTEO CON TOMA DE AIRE-Tipo de conexión:luer-lock;TOMA DE INYECCION EN Y:no;Látex:no;PVC:si;	VER CARACTERISTICAS ESPECIFICAS EN EL PPT	1520182	21%	0,181379	0,149900	C.V.MÉDICA		CIP-100105722402 / REF:8400030	Muy buena oferta. Flexible y gran visibilidad	20

Agr	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERISTICAS TÉCNICAS	UdsLic	%iva	PreLicIVA	PreLicSinIVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
	38	SU.PC.SANI.01.05.01.010000	C55491	EQUIPO GOTEO CON TOMA DE AIRE-Tipo de conexión:luer-lock;TOMA DE INYECCION EN Y:no;Látex:no;PVC:si;	VER CARACTERISTICAS ESPECIFICAS EN EL PPT	1520182	21%	0,181379	0,149900	FARMABAN, S.A.		CIP-100007291642 / REF:2601	Muy buena oferta. Flexible y gran visibilidad	20
	38	SU.PC.SANI.01.05.01.010000	C55491	EQUIPO GOTEO CON TOMA DE AIRE-Tipo de conexión:luer-lock;TOMA DE INYECCION EN Y:no;Látex:no;PVC:si;	VER CARACTERISTICAS ESPECIFICAS EN EL PPT	1520182	21%	0,181379	0,149900	GARRIC MEDICA, S.L.		CIP-100125784246 / REF:SS01	Muy buena oferta. Flexible y gran visibilidad	20
	38	SU.PC.SANI.01.05.01.010000	C55491	EQUIPO GOTEO CON TOMA DE AIRE-Tipo de conexión:luer-lock;TOMA DE INYECCION EN Y:no;Látex:no;PVC:si;	VER CARACTERISTICAS ESPECIFICAS EN EL PPT	1520182	21%	0,181379	0,149900	IHT MEDICAL, S.A.		CIP-100033081455 / REF:0102108 (M018A1)	Muy buena oferta. Flexible y gran visibilidad	20
	38	SU.PC.SANI.01.05.01.010000	C55491	EQUIPO GOTEO CON TOMA DE AIRE-Tipo de conexión:luer-lock;TOMA DE INYECCION EN Y:no;Látex:no;PVC:si;	VER CARACTERISTICAS ESPECIFICAS EN EL PPT	1520182	21%	0,181379	0,149900	IZASA HOSPITAL, S.L.U.		CIP-100125554223 / REF:08111B	No se puede valorar por no aportar muestra	-
	38	SU.PC.SANI.01.05.01.010000	C55491	EQUIPO GOTEO CON TOMA DE AIRE-Tipo de conexión:luer-lock;TOMA DE INYECCION EN Y:no;Látex:no;PVC:si;	VER CARACTERISTICAS ESPECIFICAS EN EL PPT	1520182	21%	0,181379	0,149900	NACATUR 2 ESPAÑA, S.L.		CIP-100120306920 / REF:BDIN0135	Tubo más opacao que dificulta el visionado de burbujas	13
	39	SU.PC.SANI.01.05.01.501000	E86499	REGULADOR DE FLUJO PARA EQUIPO GOTEO-Libre de Ftalatos:Si;Tipo de conexión:luer-lock;Látex:no;	VER CARACTERISTICAS ESPECIFICAS EN EL PPT	149984	21%	0,5082	0,420000	BECTON DICKINSON, S.A.		CIP-100013327924 / REF:RG-SY-20	Mala visibilidad de la numeración, al estar muy juntos los valores y con poca nitidez	5
	39	SU.PC.SANI.01.05.01.501000	E86499	REGULADOR DE FLUJO PARA EQUIPO GOTEO-Libre de Ftalatos:Si;Tipo de conexión:luer-lock;Látex:no;	VER CARACTERISTICAS ESPECIFICAS EN EL PPT	149984	21%	0,5082	0,420000	C.V.MÉDICA		CIP-100103895740 / REF:8400010	Poca visibilidad de la numeración, al ser la numeración pequeña y estar muy juntos los valores	7
	39	SU.PC.SANI.01.05.01.501000	E86499	REGULADOR DE FLUJO PARA EQUIPO GOTEO-Libre de Ftalatos:Si;Tipo de conexión:luer-lock;Látex:no;	VER CARACTERISTICAS ESPECIFICAS EN EL PPT	149984	21%	0,5082	0,420000	FARMABAN, S.A.		CIP-100020944266 / REF:2673	Oferta buena. Visibilidad adecuada	13
	39	SU.PC.SANI.01.05.01.501000	E86499	REGULADOR DE FLUJO PARA EQUIPO GOTEO-Libre de Ftalatos:Si;Tipo de conexión:luer-lock;Látex:no;	VER CARACTERISTICAS ESPECIFICAS EN EL PPT	149984	21%	0,5082	0,420000	GARRIC MEDICA, S.L.		CIP-100125803349 / REF:23301	La referencia ofertada no dispone de CIP, siendo este de uso obligatorio. No presenta muestra por lo que no es posible su valoración	-
	39	SU.PC.SANI.01.05.01.501000	E86499	REGULADOR DE FLUJO PARA EQUIPO GOTEO-Libre de Ftalatos:Si;Tipo de conexión:luer-lock;Látex:no;	VER CARACTERISTICAS ESPECIFICAS EN EL PPT	149984	21%	0,5082	0,420000	IHT MEDICAL, S.A.		CIP-100121654037 / REF:0102002 (13115)	Regulador de flijo ofrece poca resistencia y la franja más utilizada está muy junta lo que resta precisión	7
	39	SU.PC.SANI.01.05.01.501000	E86499	REGULADOR DE FLUJO PARA EQUIPO GOTEO-Libre de Ftalatos:Si;Tipo de conexión:luer-lock;Látex:no;	VER CARACTERISTICAS ESPECIFICAS EN EL PPT	149984	21%	0,5082	0,420000	IZASA HOSPITAL, S.L.U.		CIP-100078845618 / REF:0257-50	Oferta buena. Visibilidad adecuada	13
	39	SU.PC.SANI.01.05.01.501000	E86499	REGULADOR DE FLUJO PARA EQUIPO GOTEO-Libre de Ftalatos:Si;Tipo de conexión:luer-lock;Látex:no;	VER CARACTERISTICAS ESPECIFICAS EN EL PPT	149984	21%	0,5082	0,420000	LABORATORIOS CAIR ESPAÑA, S.L.U.		CIP-100020938609 / REF:DF050	Mas dificultad a la hora de manipular el regulador por poca ergonomicidad	7
	39	SU.PC.SANI.01.05.01.501000	E86499	REGULADOR DE FLUJO PARA EQUIPO GOTEO-Libre de Ftalatos:Si;Tipo de conexión:luer-lock;Látex:no;	VER CARACTERISTICAS ESPECIFICAS EN EL PPT	149984	21%	0,5082	0,420000	PALEX MEDICAL, S.A.		CIP-100020965975 / REF:406867	Poca visibilidad de la numeración, al estar muy juntos los valores	7
	39	SU.PC.SANI.01.05.01.501000	E86499	REGULADOR DE FLUJO PARA EQUIPO GOTEO-Libre de Ftalatos:Si;Tipo de conexión:luer-lock;Látex:no;	VER CARACTERISTICAS ESPECIFICAS EN EL PPT	149984	21%	0,5082	0,420000	PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.		CIP-100090099594 / REF:308,2012	Muy buena oferta con muy buena visibilidad	20
	40	SU.PC.SANI.01.05.02.003000	B38668	LLAVE DE 3 PASOS - GC	VER CARACTERISTICAS ESPECIFICAS EN EL PPT	556152	21%	0,151855	0,125500	BECTON DICKINSON, S.A.		CIP-100000389230 / REF:394600	Buena oferta. Facilidad de uso y resultados	13
	40	SU.PC.SANI.01.05.02.003000	B38668	LLAVE DE 3 PASOS - GC	VER CARACTERISTICAS ESPECIFICAS EN EL PPT	556152	21%	0,151855	0,125500	C.V.MÉDICA		CIP-100107466115 / REF:8400020	Buena oferta. Facilidad de uso y resultados	13
	40	SU.PC.SANI.01.05.02.003000	B38668	LLAVE DE 3 PASOS - GC	VER CARACTERISTICAS ESPECIFICAS EN EL PPT	556152	21%	0,151855	0,125500	FARMABAN, S.A.		CIP-100006894338 / REF:2651	Buena oferta. Facilidad de uso y resultados	13
	40	SU.PC.SANI.01.05.02.003000	B38668	LLAVE DE 3 PASOS - GC	VER CARACTERISTICAS ESPECIFICAS EN EL PPT	556152	21%	0,151855	0,125500	GARRIC MEDICA, S.L.		CIP-100125784448 / REF:TS001	Muy buena oferta con mayor manejabilidad y mayor arco de apertura	20
	40	SU.PC.SANI.01.05.02.003000	B38668	LLAVE DE 3 PASOS - GC	VER CARACTERISTICAS ESPECIFICAS EN EL PPT	556152	21%	0,151855	0,125500	IBERHOSPITEX, S.A.		CIP-100026778780 / REF:0044400	Buena oferta. Facilidad de uso y resultados	13
	40	SU.PC.SANI.01.05.02.003000	B38668	LLAVE DE 3 PASOS - GC	VER CARACTERISTICAS ESPECIFICAS EN EL PPT	556152	21%	0,151855	0,125500	NACATUR 2 ESPAÑA, S.L.		CIP-100070111506 / REF:(D)CRU0000	Buena oferta. Facilidad de uso y resultados	13
	41	SU.PC.SANI.01.05.02.100001	F18233	LLAVE DE 3 PASOS CON LINEA EXTENSION < 50cm.-Conexión móvil 360º:No;Longitud de la línea:[0-25);	VER CARACTERISTICAS ESPECIFICAS EN EL PPT	174060	21%	0,23111	0,191000	BECTON DICKINSON, S.A.		CIP-100000369430 / REF:L-303/15	Buena oferta. Facilidad de uso y resultados	13
	41	SU.PC.SANI.01.05.02.100001	F18233	LLAVE DE 3 PASOS CON LINEA EXTENSION < 50cm.-Conexión móvil 360º:No;Longitud de la línea:[0-25);	VER CARACTERISTICAS ESPECIFICAS EN EL PPT	174060	21%	0,23111	0,191000	C.V.MÉDICA		CIP-100106832414 / REF:8400021	Buena oferta. Facilidad de uso y resultados	13
	41	SU.PC.SANI.01.05.02.100001	F18233	LLAVE DE 3 PASOS CON LINEA EXTENSION < 50cm.-Conexión móvil 360º:No;Longitud de la línea:[0-25);	VER CARACTERISTICAS ESPECIFICAS EN EL PPT	174060	21%	0,23111	0,191000	FARMABAN, S.A.		CIP-100006883327 / REF:2660	Buena oferta. Facilidad de uso y resultados	13

Agr	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERISTICAS TÉCNICAS	UdsLic	%iva	PreLicIVA	PreLicSinIVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
	41	SU.PC.SANI.01.05.02.100001	F18233	LLAVE DE 3 PASOS CON LINEA EXTENSION < 50cm.-Conexión móvil 360º:No;Longitud de la línea:[0-25);	VER CARACTERISTICAS ESPECIFICAS EN EL PPT	174060	21%	0,23111	0,191000	GARRIC MEDICA, S.L.		CIP-100125784549 / REF:TSY001	Muy buena oferta con mayor manejabilidad y mayor arco de apertura	20
	41	SU.PC.SANI.01.05.02.100001	F18233	LLAVE DE 3 PASOS CON LINEA EXTENSION < 50cm.-Conexión móvil 360º:No;Longitud de la línea:[0-25);	VER CARACTERISTICAS ESPECIFICAS EN EL PPT	174060	21%	0,23111	0,191000	NACATUR 2 ESPAÑA, S.L.		CIP-100070102818 / REF:(D)CPR0023	Buena oferta. Facilidad de uso y resultados	13
	41	SU.PC.SANI.01.05.02.100001	F18233	LLAVE DE 3 PASOS CON LINEA EXTENSION < 50cm.-Conexión móvil 360º:No;Longitud de la línea:[0-25);	VER CARACTERISTICAS ESPECIFICAS EN EL PPT	174060	21%	0,23111	0,191000	PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.		CIP-100028741012 / REF:9PTR3SMF10	Buena oferta. Facilidad de uso y resultados	13
	42	SU.PC.SANI.01.05.02.300003	D61609	LINEA EXTENSION C/ VALVULA ANTIRRETORNO-Longitud de la línea:[0-25);		11320	21%	1,7545	1,450000	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.		CIP-100007135777 / REF:0170NB	El tapón está extremadamente duro lo que dificulta enormemente la apertura	5
	42	SU.PC.SANI.01.05.02.300003	D61609	LINEA EXTENSION C/ VALVULA ANTIRRETORNO-Longitud de la línea:[0-25);		11320	21%	1,7545	1,450000	LABORATORIOS CAIR ESPAÑA, S.L.U.		CIP-100095839472 / REF:PN3302KR	Mu y buena oferta. La válvula y la línea son una única pieza por lo que no se desconecta	20
	42	SU.PC.SANI.01.05.02.300003	D61609	LINEA EXTENSION C/ VALVULA ANTIRRETORNO-Longitud de la línea:[0-25);		11320	21%	1,7545	1,450000	PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.		CIP-100125452899 / REF:301,1568	Buena oferta pero la valvula permite la desconexión lo que puede originar que se desprenda al retirar la medicación	13
	43	SU.PC.SANI.01.05.03.010000	B38490	ADAPTADOR CATETER A SISTEMA EXTRACCION SANGRE-Látex:no;		30200	21%	0,12342	0,102000	BECTON DICKINSON, S.A.		CIP-100000385795 / REF:367300	Buena oferta. Adecuada al uso al que va destinado	20
	43	SU.PC.SANI.01.05.03.010000	B38490	ADAPTADOR CATETER A SISTEMA EXTRACCION SANGRE-Látex:no;		30200	21%	0,12342	0,102000	LAMBRA, S.L.		CIP-100013208427 / REF:450070	Buena oferta. Adecuada al uso al que va destinado	20
	44	SU.PC.SANI.01.05.03.100000	B38859	CONEXION LUER-LOCK 1 VIA DOBLE BIFURCACION / CON MUELLE-VALVULA-Tipo de muelle-válvula:bidireccional;Tipo de presión del mecanismo:negativa;		1400	21%	3,6905	3,050000	B. BRAUN MEDICAL, S.A.		CIP-100124617369 / REF:4097145N	Buena oferta	13
	44	SU.PC.SANI.01.05.03.100000	B38859	CONEXION LUER-LOCK 1 VIA DOBLE BIFURCACION / CON MUELLE-VALVULA-Tipo de muelle-válvula:bidireccional;Tipo de presión del mecanismo:negativa;		1400	21%	3,6905	3,050000	BECTON DICKINSON, S.A.		CIP-100013336612 / REF:385161	La conexión luer se desconecta facilmente aumentando el riesgo de desconexión fortuita lo que supone una via bactiremia	7
	44	SU.PC.SANI.01.05.03.100000	B38859	CONEXION LUER-LOCK 1 VIA DOBLE BIFURCACION / CON MUELLE-VALVULA-Tipo de muelle-válvula:bidireccional;Tipo de presión del mecanismo:negativa;		1400	21%	3,6905	3,050000	BECTON DICKINSON, S.A.		CIP-100020940327 / REF:385163	La conexión luer se desconecta facilmente aumentando el riesgo de desconexión fortuita lo que supone una via bactiremia	7
	44	SU.PC.SANI.01.05.03.100000	B38859	CONEXION LUER-LOCK 1 VIA DOBLE BIFURCACION / CON MUELLE-VALVULA-Tipo de muelle-válvula:bidireccional;Tipo de presión del mecanismo:negativa;		1400	21%	3,6905	3,050000	IHT MEDICAL, S.A.		CIP-100091475391 / REF:0102042 (NFV02)	Buena oferta	13
	44	SU.PC.SANI.01.05.03.100000	B38859	CONEXION LUER-LOCK 1 VIA DOBLE BIFURCACION / CON MUELLE-VALVULA-Tipo de muelle-válvula:bidireccional;Tipo de presión del mecanismo:negativa;		1400	21%	3,6905	3,050000	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.		CIP-100104792509 / REF:A2010	Linea excesivamente corta que dificulta en extremo la manipulación del cateter	7
	44	SU.PC.SANI.01.05.03.100000	B38859	CONEXION LUER-LOCK 1 VIA DOBLE BIFURCACION / CON MUELLE-VALVULA-Tipo de muelle-válvula:bidireccional;Tipo de presión del mecanismo:negativa;		1400	21%	3,6905	3,050000	VYGON, S.A.U.		CIP-100000344286 / REF:841.24	Tiene un muelle que impide el reflujo al sacar la jeringa. Bioconector con flujo laminar indicado en bactiremia cero. Tiene dos líneas con diferenciación de color, proximal y distal. Linea más fina especifica para menor volumen muerto.	20
	45	SU.PC.SANI.01.05.03.100006	D35174	CONEXION LUER-LOCK 1 VIA CON MUELLE-VALVULA BIDIRECCIONAL-Tipo de muelle-válvula:bidireccional;Tipo de presión del mecanismo:neutra;		148714	21%	0,5566	0,460000	BECTON DICKINSON, S.A.		CIP-100120444611 / REF:EL-NC1000	Buena oferta, pero el terminal no es tan plano y hay posibilidad de roce que facilita la adhesión de gérmenes	13
	45	SU.PC.SANI.01.05.03.100006	D35174	CONEXION LUER-LOCK 1 VIA CON MUELLE-VALVULA BIDIRECCIONAL-Tipo de muelle-válvula:bidireccional;Tipo de presión del mecanismo:neutra;		148714	21%	0,5566	0,460000	ICU MEDICAL PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y HOSPITALARIOS, S.L.		CIP-100082259401 / REF:011-MC100	Muy buena manejabilidad. Tamaño adecuado. Buen acoplamiento al resto de los dispositivos	20
	45	SU.PC.SANI.01.05.03.100006	D35174	CONEXION LUER-LOCK 1 VIA CON MUELLE-VALVULA BIDIRECCIONAL-Tipo de muelle-válvula:bidireccional;Tipo de presión del mecanismo:neutra;		148714	21%	0,5566	0,460000	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.		CIP-100033091951 / REF:A1010	La oferta presentada no cumpla prescripciones técnicas. Es de presión negativa cuando licitamos con presión neutra. Está en otro GC.	-
	45	SU.PC.SANI.01.05.03.100006	D35174	CONEXION LUER-LOCK 1 VIA CON MUELLE-VALVULA BIDIRECCIONAL-Tipo de muelle-válvula:bidireccional;Tipo de presión del mecanismo:neutra;		148714	21%	0,5566	0,460000	PALEX MEDICAL, S.A.		CIP-100112034460 / REF:444757	Valvula excesivamnete grande y pesada que puede movilizar el cateter periférico	7

Agr	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERISTICAS TÉCNICAS	UdsLic	%iva	PreLicIVA	PreLicSinIVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
	45	SU.PC.SANI.01.05.03.100006	D35174	CONEXION LUER-LOCK 1 VIA CON MUELLE-VALVULA BIDIRECCIONAL-Tipo de muelle-válvula:bidireccional;Tipo de presión del mecanismo:neutra;		148714	21%	0,5566	0,460000	VYGON, S.A.U.		CIP-100014518358 / REF:896.038	Muy buena manejabilidad. Tamaño adecuado. Buen acoplamiento al resto de los dispositivos	20
	46	SU.PC.SANI.01.05.03.110000	E40707	CONEXION LUER-LOCK-Tipo de terminales:DOBLE CONECTOR GIRATORIO LUER LOCK MACHO-MACHO;		3802	21%	1,745425	1,442500				Sin ofertas	-
	47	SU.PC.SANI.01.05.03.202000	D38745	TAPON OBTURACION LUER-LOCK-Tipo de muelle-válvula:sin mecanismo;Tipo de presión del mecanismo:sin mecanismo;		279168	21%	0,016638	0,013750	BECTON DICKINSON, S.A.		CIP-100000399736 / REF:394080	Presentación en blister que lo hace menos practico en el uso que el envase individual	7
	47	SU.PC.SANI.01.05.03.202000	D38745	TAPON OBTURACION LUER-LOCK-Tipo de muelle-válvula:sin mecanismo;Tipo de presión del mecanismo:sin mecanismo;		279168	21%	0,016638	0,013750	PALEX MEDICAL, S.A.		CIP-100000340842/ REF:372942	Muy buena oferta. Envase individual	20
	47	SU.PC.SANI.01.05.03.202000	D38745	TAPON OBTURACION LUER-LOCK-Tipo de muelle-válvula:sin mecanismo;Tipo de presión del mecanismo:sin mecanismo;		279168	21%	0,016638	0,013750	PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.		CIP-100000382068 / REF:POMLL	Muy buena oferta. Envase individual	20
	48	SU.PC.SANI.01.05.03.300006	E92478	ADAPTADOR DE FRASCO A LINEA DE INFUSION DE CITOSTATICO-Tipo de terminales:macho luer lock;Especificar si lleva muelle-valvula:no;		38820	21%	3,3033	2,730000	BECTON DICKINSON, S.A.		CIP-100090540559 / REF:MFX2410	El macho está fijo por lo que hay que rotar todo el equipo para realizar conexiones y desconexiones lo que hace que rote todo el sistema con posibilidad de crear bucles dificultando la menejabilidad	7
	48	SU.PC.SANI.01.05.03.300006	E92478	ADAPTADOR DE FRASCO A LINEA DE INFUSION DE CITOSTATICO-Tipo de terminales:macho luer lock;Especificar si lleva muelle-valvula:no;		38820	21%	3,3033	2,730000	ICU MEDICAL PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y HOSPITALARIOS, S.L.		CIP-100125784044 / REF:034-H2629	Muy buena oferta, con buena manejabilidad y ergonomía. El macho rota failitando un buen ajuste d etodo el sistema	20
	48	SU.PC.SANI.01.05.03.300006	E92478	ADAPTADOR DE FRASCO A LINEA DE INFUSION DE CITOSTATICO-Tipo de terminales:macho luer lock;Especificar si lleva muelle-valvula:no;		38820	21%	3,3033	2,730000	LABORATORIOS CAIR ESPAÑA, S.L.U.		CIP-100088359417 / REF:EL602	Posibilidad de desconexión al equipo de goteo con el consiguiente riesgo de derrame de liquido a infundir	5
	49	SU.PC.SANI.01.05.05.100006	B38323	JERINGA INSULINA 1.0ml. ESCALA 100 UNIDADES - GC		171314	10%	0,0462	0,042000	B. BRAUN MEDICAL, S.A.		CIP-100000355499 / REF:9161708V	Mala visibilidad, por poca nitidez del escalado	7
	49	SU.PC.SANI.01.05.05.100006	B38323	JERINGA INSULINA 1.0ml. ESCALA 100 UNIDADES - GC		171314	10%	0,0462	0,042000	BECTON DICKINSON, S.A.		CIP-100000355691 / REF:303174	Buena oferta con buena visibilidad y manejabilidad	13
	49	SU.PC.SANI.01.05.05.100006	B38323	JERINGA INSULINA 1.0ml. ESCALA 100 UNIDADES - GC		171314	10%	0,0462	0,042000	GARRIC MEDICA, S.L.		CIP-100123533017 / REF:161000	Buena oferta con buena visibilidad y manejabilidad	13
	49	SU.PC.SANI.01.05.05.100006	B38323	JERINGA INSULINA 1.0ml. ESCALA 100 UNIDADES - GC		171314	10%	0,0462	0,042000	NACATUR 2 ESPAÑA, S.L.		CIP-100090551863 / REF:CCAR00011000	Terminal del cono que apura muy bien el contenido lo que grantiza el volumen administrado. Muy buena visibilidad	20
	50	SU.PC.SANI.01.05.10.190000	C25349	EQ. INFUSION PARA CALENTADORES DE FLUIDOS. FLUJO STANDAR-Infusión max.:[83-83];Infusión mín:[0.01-0.02];OPACO:no;PVC:si;	DEBERA CEDER EN USO UN NUMERO DE 2 EQUIPOS PARA CALENTAR FLUIDOS EN QUIROFANO, COMPATIBLES CON EL FUNGIBLE OFERTADO	360	21%	12,182034	10,067797	SMITHS MEDICAL ESPAÑA, S.R.L		CIP-100000369632 / REF:L-70NI	Buena oferta	20
	51	SU.PC.SANI.01.05.15.000016	D45861	INFUSOR MEDICACION DE 60-300ml.-CAPACIDAD RESERVORIO:[100-150);VELOCIDAD DE INFUSION:[0-1);		800	10%	21,945	19,950000	BAXTER, S.L.		CIP-100116418644 / REF:2C2700K	Genera mucha resistencia a la carga, lo que dificulta esta tarea. No tiene dispositivo de sujección. No dispone de clamp. Flujo 0,5ml/h.	5
	51	SU.PC.SANI.01.05.15.000016	D45861	INFUSOR MEDICACION DE 60-300ml.-CAPACIDAD RESERVORIO:[100-150);VELOCIDAD DE INFUSION:[0-1);		800	10%	21,945	19,950000	BAXTER, S.L.		CIP-100007131131 / REF:2C4700K	Genera mucha resistencia a la carga, lo que dificulta esta tarea. No tiene dispositivo de sujección. No dispone de clamp.Flujo 0,5ml/h.	5
	51	SU.PC.SANI.01.05.15.000016	D45861	INFUSOR MEDICACION DE 60-300ml.-CAPACIDAD RESERVORIO:[100-150);VELOCIDAD DE INFUSION:[0-1);		800	10%	21,945	19,950000	CARDIVA 2, S.L.		CIP-100106473488 / REF:UVAA1900	Fácil manejo, buen rendimiento y eficacia. Adecuado tamaño y sin aristas. Llenado fácil y cómodo. Buena base. Rápido purgado. Con material incorporado para fijación para elpaciente. Con fotoprotección. Clamp en color azul fácil de detectar para retirar. Flujo 0,5ml/h.	20
	51	SU.PC.SANI.01.05.15.000016	D45861	INFUSOR MEDICACION DE 60-300ml.-CAPACIDAD RESERVORIO:[100-150);VELOCIDAD DE INFUSION:[0-1);		800	10%	21,945	19,950000	B. BRAUN MEDICAL, S.A.		CIP-100115912633 / REF:C100005	Bueno: fácil manejo y muy cómodo la carga y el transporte. Tamaño adecudo y sin aristas. Ideal para maletines por su reducido tamaño. Lleva clamp. Sin problemas para purgar.No tiene dispositivo de sujección. No tiene cubierta dura. Flujo 0,5ml/h.	13

Agr	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERISTICAS TÉCNICAS	UdsLic	%iva	PreLicIVA	PreLicSinIVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
	51	SU.PC.SANI.01.05.15.000016	D45861	INFUSOR MEDICACION DE 60-300ml.-CAPACIDAD RESERVORIO:[100-150);VELOCIDAD DE INFUSION:[0-1);		800	10%	21,945	19,950000	OIARSO S.COOP "BEXENMEDICAL"		CIP-100091229417 / REF:2A425-5-058	Demasiado voluminoso y pesado. No aporta seguridad la posibilidad de tantos bolos. Ofrece bolos cada 8 minutos y con el tipo de medicación que se administra es peligroso para el paciente en domicilio. Dispone de mecanismos que no se usan como PCA por seguridad del paciente, ya que la mayoria de ellos están en domicilio y esto dificulta el control de la medicación.Flujo 0,5ml/h.	5
	51	SU.PC.SANI.01.05.15.000016	D45861	INFUSOR MEDICACION DE 60-300ml.-CAPACIDAD RESERVORIO:[100-150);VELOCIDAD DE INFUSION:[0-1);		800	10%	21,945	19,950000	GRIFOLS MOVACO, S.A.		CIP-100000360046 / REF:501052	Fácil manejo y seguro, aunque la carga no estan cómoda como en otros modelos. Necesita más presión y el tiempo de purgado es más lento. Tamaño intermedio. Presencia de pinza de sujección. Protecion rayos UV. Flujo 0,5ml/h.	13
	51	SU.PC.SANI.01.05.15.000016	D45861	INFUSOR MEDICACION DE 60-300ml.-CAPACIDAD RESERVORIO:[100-150);VELOCIDAD DE INFUSION:[0-1);		800	10%	21,945	19,950000	IZASA HOSPITAL, S.L.U.		CIP-100028166004 / REF:15-100D7-10	Tamaño intermedio. Purgado en tiempo. Al ser de un flujo de 0,6 ml /h facilita el aumento de volumen de medicación por dia. Con fotoprotección. Clamp en color azul fácil de detectar para retirar. Fácil manejo, rendimiento y eficacia.	20
	51	SU.PC.SANI.01.05.15.000016	D45861	INFUSOR MEDICACION DE 60-300ml.-CAPACIDAD RESERVORIO:[100-150);VELOCIDAD DE INFUSION:[0-1);		800	10%	21,945	19,950000	IZASA HOSPITAL, S.L.U.		CIP-100028166105 / REF:15-100D5-10	Tamaño intermedio. Purgado en tiempo. Al ser de un flujo de 0,8 ml /h facilita el aumento de volumen de medicación por dia. Con fotoprotección. Clamp en color azul fácil de detectar para retirar. Fácil manejo, rendimiento y eficacia.	20
	51	SU.PC.SANI.01.05.15.000016	D45861	INFUSOR MEDICACION DE 60-300ml.-CAPACIDAD RESERVORIO:[100-150);VELOCIDAD DE INFUSION:[0-1);		800	10%	21,945	19,950000	LABORATORIOS CAIR ESPAÑA, S.L.U.		CIP-100125513310 / REF:NDPI10005	Diseño anguloso. Tarda en purgarse. Inadecuado; hay una parte del sistema que se puede acodar e impedir el paso del fármaco. Flujo 0,5ml/h.	5
	51	SU.PC.SANI.01.05.15.000016	D45861	INFUSOR MEDICACION DE 60-300ml.-CAPACIDAD RESERVORIO:[100-150);VELOCIDAD DE INFUSION:[0-1);		800	10%	21,945	19,950000	PALEX MEDICAL, S.A.		CIP-100107300240 / REF:442391	Pinza blanca que puede pasar desapercibida para el paciente. Rápido purgado. Duro al cargar la medicación. Flujo 0,5ml/h.	7
	51	SU.PC.SANI.01.05.15.000016	D45861	INFUSOR MEDICACION DE 60-300ml.-CAPACIDAD RESERVORIO:[100-150);VELOCIDAD DE INFUSION:[0-1);		800	10%	21,945	19,950000	VYGON, S.A.U.		CIP-100087320625 / REF:SFS1001WP	Rápido purgado. Clamp con riesgo de cierre accidental. Riesgo de acodamiento. No sujección. Fotoprotegido. Flujo de 0,6 ml/h que facilita el aumento de volumen de medicación por dia.	13
	52	SU.PC.SANI.01.05.15.000016	B45371	INFUSOR MEDICACION DE 60-300ml.-CAPACIDAD RESERVORIO:[200-300);VELOCIDAD DE INFUSION:[5-10);		108	10%	16,995	15,450000	B. BRAUN SURGICAL, S.A.		CIP-100073143623 / REF:4540018	Bueno: fácil manejo y muy cómodo la carga y el transporte. Tamaño adecudo y sin aristas. Ideal para maletines por su reducido tamaño. Lleva clamp. Sin problemas para purgar.No tiene dispositivo de sujección. No tiene cubierta dura. Flujo 5ml/h.	13
	52	SU.PC.SANI.01.05.15.000016	B45371	INFUSOR MEDICACION DE 60-300ml.-CAPACIDAD RESERVORIO:[200-300);VELOCIDAD DE INFUSION:[5-10);		108	10%	16,995	15,450000	CARDIVA 2, S.L.		CIP-100098694805 / REF:UVAA2005	Apto. A la hora de llenar el infusor es necesario imprimir mayor fuerza lo que lo hace de más dificil manipulación	7

Agr	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERISTICAS TÉCNICAS	UdsLic	%iva	PreLicIVA	PreLicSinIVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
	52	SU.PC.SANI.01.05.15.000016	B45371	INFUSOR MEDICACION DE 60-300ml.-CAPACIDAD RESERVORIO:[200-300);VELOCIDAD DE INFUSION:[5-10);		108	10%	16,995	15,450000	OIARSO S.COOP "BEXENMEDICAL"		CIP-100090569440 / REF:SJ0000005-0	Demasiado voluminoso y pesado. No aporta seguridad la posibilidad de tantos bolos. Ofrece bolos cada 8 minutos y con el tipo de medicación que se administra es peligroso para el paciente en domicilio. Dispone de mecanismos que no se usan como PCA por seguridad del paciente, ya que la mayoria de ellos están en domicilio y esto dificulta el control de la medicación.Flujo 5ml/h.	5
	52	SU.PC.SANI.01.05.15.000016	B45371	INFUSOR MEDICACION DE 60-300ml.-CAPACIDAD RESERVORIO:[200-300);VELOCIDAD DE INFUSION:[5-10);		108	10%	16,995	15,450000	IZASA HOSPITAL, S.L.U.		CIP-100000646731 / REF:15-250D2-10	Buena oferta. Facilidad de utilizacion y seguridad de resultados, rendimiento y eficacia	13
	52	SU.PC.SANI.01.05.15.000016	B45371	INFUSOR MEDICACION DE 60-300ml.-CAPACIDAD RESERVORIO:[200-300);VELOCIDAD DE INFUSION:[5-10);		108	10%	16,995	15,450000	LABORATORIOS CAIR ESPAÑA, S.L.U.		CIP-100114362879 / REF:NDPI20050	Inadecuado. Se ha constatado que la velocidad de infusión no es la que indica, durando la infusión más tiempo del debido	5
	52	SU.PC.SANI.01.05.15.000016	B45371	INFUSOR MEDICACION DE 60-300ml.-CAPACIDAD RESERVORIO:[200-300);VELOCIDAD DE INFUSION:[5-10);		108	10%	16,995	15,450000	LABORATORIOS CAIR ESPAÑA, S.L.U.		CIP-100114362970 / REF:NDPI20070	Inadecuado. Se ha constatado que la velocidad de infusión no es la que indica, durando la infusión más tiempo del debido	5
	52	SU.PC.SANI.01.05.15.000016	B45371	INFUSOR MEDICACION DE 60-300ml.-CAPACIDAD RESERVORIO:[200-300);VELOCIDAD DE INFUSION:[5-10);		108	10%	16,995	15,450000	LABORATORIOS CAIR ESPAÑA, S.L.U.		CIP-100114352979 / REF:NDPI20080	Inadecuado. Se ha constatado que la velocidad de infusión no es la que indica, durando la infusión más tiempo del debido	5
	52	SU.PC.SANI.01.05.15.000016	B45371	INFUSOR MEDICACION DE 60-300ml.-CAPACIDAD RESERVORIO:[200-300);VELOCIDAD DE INFUSION:[5-10);		108	10%	16,995	15,450000	LABORATORIOS CAIR ESPAÑA, S.L.U.		CIP-100114352474 / REF:NDPI27550	Inadecuado. Se ha constatado que la velocidad de infusión no es la que indica, durando la infusión más tiempo del debido	5
	52	SU.PC.SANI.01.05.15.000016	B45371	INFUSOR MEDICACION DE 60-300ml.-CAPACIDAD RESERVORIO:[200-300);VELOCIDAD DE INFUSION:[5-10);		108	10%	16,995	15,450000	LABORATORIOS CAIR ESPAÑA, S.L.U.		CIP-100114362475 / REF:NDPI27570	Inadecuado. Se ha constatado que la velocidad de infusión no es la que indica, durando la infusión más tiempo del debido	5
	52	SU.PC.SANI.01.05.15.000016	B45371	INFUSOR MEDICACION DE 60-300ml.-CAPACIDAD RESERVORIO:[200-300);VELOCIDAD DE INFUSION:[5-10);		108	10%	16,995	15,450000	LABORATORIOS CAIR ESPAÑA, S.L.U.		CIP-100114352878 / REF:NDPI27580	Inadecuado. Se ha constatado que la velocidad de infusión no es la que indica, durando la infusión más tiempo del debido	5
	52	SU.PC.SANI.01.05.15.000016	B45371	INFUSOR MEDICACION DE 60-300ml.-CAPACIDAD RESERVORIO:[200-300);VELOCIDAD DE INFUSION:[5-10);		108	10%	16,995	15,450000	PALEX MEDICAL, S.A.		CIP-100107301351 / REF:442406	Apto. A la hora de llenar el infusor es necesario imprimir mayor fuerza lo que lo hace de más dificil manipulación	7
	52	SU.PC.SANI.01.05.15.000016	B45371	INFUSOR MEDICACION DE 60-300ml.-CAPACIDAD RESERVORIO:[200-300);VELOCIDAD DE INFUSION:[5-10);		108	10%	16,995	15,450000	VYGON, S.A.U.		CIP-100087320221 / REF:SFS525DP	Rápido purgado. Clamp con riesgo de cierre accidental. Riesgo de acodamiento. No sujección. Fotoprotegido. Flujo de 5 ml/h	13
	53	SU.PC.SANI.01.05.15.000016	D45862	INFUSOR MEDICACION DE 60-300ml.-CAPACIDAD RESERVORIO:[60-100);VELOCIDAD DE INFUSION:[1-2);		140	10%	16,5	15,000000	CARDIVA 2, S.L.		CIP-100125723432 / REF:UVAA6001	Fácil manejo, buen rendimiento y eficacia. Adecuado tamaño y sin aristas. Llenado fácil y cómodo. Buena base. Rápido purgado. Con material incorporado para fijación para elpaciente. Con fotoprotección. Clamp en color azul fácil de detectar para retirar. Flujo 1 ml/h.	20
	53	SU.PC.SANI.01.05.15.000016	D45862	INFUSOR MEDICACION DE 60-300ml.-CAPACIDAD RESERVORIO:[60-100);VELOCIDAD DE INFUSION:[1-2);		140	10%	16,5	15,000000	GRIFOLS MOVACO, S.A.		CIP-100000363975 / REF:501053	La oferta presentada no cumple las características técnicas solicitadas. Se pide velocidad infusión de 1 a 2 y la oferta presentada es de 0,5 ml/h	0
	53	SU.PC.SANI.01.05.15.000016	D45862	INFUSOR MEDICACION DE 60-300ml.-CAPACIDAD RESERVORIO:[60-100);VELOCIDAD DE INFUSION:[1-2);		140	10%	16,5	15,000000	IZASA HOSPITAL, S.L.U.		CIP-100000645721 / REF:15-065D2-10	Tamaño intermedio. Purgado en tiempo. Al ser de un flujo de 1,3 ml /h facilita el aumento de volumen de medicación por dia. Con fotoprotección. Clamp en color azul fácil de detectar para retirar. Fácil manejo, rendimiento y eficacia.	20
	53	SU.PC.SANI.01.05.15.000016	D45862	INFUSOR MEDICACION DE 60-300ml.-CAPACIDAD RESERVORIO:[60-100);VELOCIDAD DE INFUSION:[1-2);		140	10%	16,5	15,000000	PALEX MEDICAL, S.A.		CIP-100107299724 / REF:442383	Pinza blanca que puede pasar desapercibida para el paciente. Rápido purgado. Duro al cargar la medicación. Flujo 1 ml/h.	7
	54	SU.PC.SANI.01.05.15.000017	B76610	INFUSOR MEDICACION REGULABLE DE 60-300ml.-VEL. INFUSION MAX:[0-5);VEL. INFUSION MIN:[1-3);CAPACIDAD RESERVORIO:[50-150);		180	10%	24,75	22,500000	BAXTER, S.L.		CIP-100000644711 / REF:2C1154KP	No tiene pinza de clampaje. No nos resulta útil para nuestro trabajo diario, por no tener pinza de clampaje que nos permita enviar el infusor cargado a los centros de salud sin que el infusor se descarge en el traslado.	5

Agr	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERISTICAS TÉCNICAS	UdsLic	%iva	PreLicIVA	PreLicSinIVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
	54	SU.PC.SANI.01.05.15.000017	B76610	INFUSOR MEDICACION REGULABLE DE 60-300ml.-VEL. INFUSION MAX:[0-5];VEL. INFUSION MIN:[1-3];CAPACIDAD RESERVORIO:[50-150);		180	10%	24,75	22,500000	GRIFOLS MOVACO, S.A.		CIP-100030529385 / REF:501133	Infusor muy preciso, nos resulta muy fiable por la larga experiencia de años que tenemos con su uso. Que nos da muchas posibilidades por la regulación del flujo	20
	54	SU.PC.SANI.01.05.15.000017	B76610	INFUSOR MEDICACION REGULABLE DE 60-300ml.-VEL. INFUSION MAX:[0-5];VEL. INFUSION MIN:[1-3];CAPACIDAD RESERVORIO:[50-150);		180	10%	24,75	22,500000	LABORATORIOS CAIR ESPAÑA, S.L.U.		CIP-100125683024 / REF:NM1001	Fallo en el ritmo de perfusión marcado en el uso de un solo infusor utilizado. No tenemos más experiencia	5
	55	SU.PC.SANI.01.05.20.000002	C29254	FILTRO PARA MEZCLAS COMPLETAS DE NUTRIENTES 1.20µm.-Forma del filtro:rectangular;Tipo conexión:luer-lock;Capacidad filtración aire:[0-1);Capacidad filtración líquidos:[1-5];PVC:si;		2700	21%	3,15513	2,607545	OIARSO S.COOP "BEXENMEDICAL"		CIP-100014806963 / REF:157.12	Necesita menos volumen de purgado por lo que queda menos volumen muerto en el dispositivo	20
	55	SU.PC.SANI.01.05.20.000002	C29254	FILTRO PARA MEZCLAS COMPLETAS DE NUTRIENTES 1.20µm.-Forma del filtro:rectangular;Tipo conexión:luer-lock;Capacidad filtración aire:[0-1);Capacidad filtración líquidos:[1-5];PVC:si;		2700	21%	3,15513	2,607545	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.		CIP-100006902127 / REF:CD1400	Buena oferta.	13
	56	SU.PC.SANI.01.05.20.006000	C34776	FILTRO ELIMINACION PARTICULAS Y AIRE 0.20µm.-Forma del filtro:redondo;Tipo conexión:luer-lock;Capacidad filtración aire:[0-1);Capacidad filtración líquidos:[0-1);PVC:no;		25470	21%	1,331	1,100000	BECTON DICKINSON, S.A.		CIP-100013327025 / REF:FP-02	Incidencias de efectos adversos registradas en vigilancia de productos sanitarios, por fuga de citostaticos y saturación del filtrado.	5
	56	SU.PC.SANI.01.05.20.006000	C34776	FILTRO ELIMINACION PARTICULAS Y AIRE 0.20µm.-Forma del filtro:redondo;Tipo conexión:luer-lock;Capacidad filtración aire:[0-1);Capacidad filtración líquidos:[0-1);PVC:no;		25470	21%	1,331	1,100000	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.		CIP-100029402392 / REF:A6704	Hay que aplicar mucha presión para infundir fluidos lo que puede ocasionar alarma en las bombas de perfusión	7
	56	SU.PC.SANI.01.05.20.006000	C34776	FILTRO ELIMINACION PARTICULAS Y AIRE 0.20µm.-Forma del filtro:redondo;Tipo conexión:luer-lock;Capacidad filtración aire:[0-1);Capacidad filtración líquidos:[0-1);PVC:no;		25470	21%	1,331	1,100000	PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.		CIP-100125436736 / REF:309,1531	Muy buena oferta	20
	57	SU.PC.SANI.01.05.20.015000	C56069	FILTRO MEMBRANA PES 0.22µm-Forma del filtro:redondo;Tipo conexión:luer;Capacidad filtración aire:[0-1);Capacidad filtración líquidos:[0-1);PVC:si;		4170	21%	1,7424	1,440000				Sin ofertas	-
	58	SU.PC.SANI.01.05.20.200002	C01075	TRASVASADOR LIQUIDOS POR JERINGA C/ FILTRO AIRE-Capacidad filtración: aire:[0-1);Capacidad filtración: líquidos:[0-1);		18232	21%	0,6292	0,520000	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.		CIP-100013320550 / REF:A6425	Muy buena oferta	20
	59	SU.PC.SANI.01.05.20.200008	B87820	TRASVASADOR LIQUIDOS POR JERINGA C/ FILTRO DE AIRE Y MUELLE-VALVULA-Capacidad filtración: aire:[0-1);Capacidad filtración: líquidos:[0-1);		9300	21%	2,299	1,900000	BECTON DICKINSON, S.A.		CIP-100085630957 / REF:MV0400-0006	No tiene dispositivo de sujección a vial lo que puede ocasionar desconexión fortuita al tirar del dispositivo	7
	59	SU.PC.SANI.01.05.20.200008	B87820	TRASVASADOR LIQUIDOS POR JERINGA C/ FILTRO DE AIRE Y MUELLE-VALVULA-Capacidad filtración: aire:[0-1);Capacidad filtración: líquidos:[0-1);		9300	21%	2,299	1,900000	ICU MEDICAL PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y HOSPITALARIOS, S.L.		CIP-100014518459 / REF:034-CH-70	Con aletas de sujeción a vial. Valvula sufciente y flitro adecuado. Buena adaptabilidad a los diametros de los viales a cargar. De facil manipulación. Punción lo suficientemente grande para atravesar todo tipo de mebranas de viales	20
	59	SU.PC.SANI.01.05.20.200008	B87820	TRASVASADOR LIQUIDOS POR JERINGA C/ FILTRO DE AIRE Y MUELLE-VALVULA-Capacidad filtración: aire:[0-1);Capacidad filtración: líquidos:[0-1);		9300	21%	2,299	1,900000	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.		CIP-100020958904 / REF:BS051006	No tiene dispositivo de sujección a vial lo que puede ocasionar desconexión fortuita al tirar del dispositivo	7
	59	SU.PC.SANI.01.05.20.200008	B87820	TRASVASADOR LIQUIDOS POR JERINGA C/ FILTRO DE AIRE Y MUELLE-VALVULA-Capacidad filtración: aire:[0-1);Capacidad filtración: líquidos:[0-1);		9300	21%	2,299	1,900000	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.		CIP-100083965039 / REF:BS051010	No tiene dispositivo de sujección a vial lo que puede ocasionar desconexión fortuita al tirar del dispositivo	7
	59	SU.PC.SANI.01.05.20.200008	B87820	TRASVASADOR LIQUIDOS POR JERINGA C/ FILTRO DE AIRE Y MUELLE-VALVULA-Capacidad filtración: aire:[0-1);Capacidad filtración: líquidos:[0-1);		9300	21%	2,299	1,900000	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.		CIP-100087859961 / REF:CH010029	No tiene dispositivo de sujección a vial lo que puede ocasionar desconexión fortuita al tirar del dispositivo	7
	59	SU.PC.SANI.01.05.20.200008	B87820	TRASVASADOR LIQUIDOS POR JERINGA C/ FILTRO DE AIRE Y MUELLE-VALVULA-Capacidad filtración: aire:[0-1);Capacidad filtración: líquidos:[0-1);		9300	21%	2,299	1,900000	LABORATORIOS CAIR ESPAÑA, S.L.U.		CIP-100125682812 / REF:EL510	Con aletas de sujección a vial. Tienen un punzón muy corto que no garantiza que atraviese todo tipo de membranas de viales	7
	59	SU.PC.SANI.01.05.20.200008	B87820	TRASVASADOR LIQUIDOS POR JERINGA C/ FILTRO DE AIRE Y MUELLE-VALVULA-Capacidad filtración: aire:[0-1);Capacidad filtración: líquidos:[0-1);		9300	21%	2,299	1,900000	PALEX MEDICAL, S.A.		CIP-100115152758 / REF:436710	No tiene dispositivo de sujección a vial lo que puede ocasionar desconexión fortuita al tirar del dispositivo	7

Agr	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERISTICAS TÉCNICAS	UdsLic	%iva	PreLicIVA	PreLicSinIVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
	60	SU.PC.SANI.01.05.20.200008	D34884	TRASVASADOR LIQUIDOS POR JERINGA C/ FILTRO DE AIRE Y MUELLE-VALVULA-Capacidad filtración: aire:[1-5];Capacidad filtración: líquidos:[0-1);		50120	21%	1,6456	1,360000	ICU MEDICAL PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y HOSPITALARIOS, S.L.		CIP-100020959712 / REF:034-CH-14	Muy buena oferta, con buena manejabilidad y ergonomía.	20
	60	SU.PC.SANI.01.05.20.200008	D34884	TRASVASADOR LIQUIDOS POR JERINGA C/ FILTRO DE AIRE Y MUELLE-VALVULA-Capacidad filtración: aire:[1-5];Capacidad filtración: líquidos:[0-1);		50120	21%	1,6456	1,360000	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.		CIP-100088999471 / REF:BS069002S	Válvula que no garantiza la conexión con sistemas luer de otros dispositivos. Conexión luer muy corta que no asegura el sellado luer lock	5
	60	SU.PC.SANI.01.05.20.200008	D34884	TRASVASADOR LIQUIDOS POR JERINGA C/ FILTRO DE AIRE Y MUELLE-VALVULA-Capacidad filtración: aire:[1-5];Capacidad filtración: líquidos:[0-1);		50120	21%	1,6456	1,360000	PALEX MEDICAL, S.A.		CIP-100113262565 / REF:441207	Adecuado al uso al que va destinado pero con peor manejabilidad y menos ergonomico	7
	61	SU.PC.SANI.01.05.99.400005	E27067	FUNDA FOTOPROTECTORA P/ BOLSA INFUSION-Capacidad de la bolsa:(250-500];		36000	21%	0,325	0,268595	OIARSO S.COOP "BEXENMEDICAL"		CIP-100100523396 / REF:296.82	Bolsa totalmente opaca que no permite identificación de medicamento ni paciente	5
	61	SU.PC.SANI.01.05.99.400005	E27067	FUNDA FOTOPROTECTORA P/ BOLSA INFUSION-Capacidad de la bolsa:(250-500];		36000	21%	0,325	0,268595	GRIFOLS MOVACO, S.A.		CIP-100020958308 / REF:170536	Bolsa que permite identificación de medicamento y paciente aunque con mayor dificultad que otras ofertas por tener menor transparencia	7
	61	SU.PC.SANI.01.05.99.400005	E27067	FUNDA FOTOPROTECTORA P/ BOLSA INFUSION-Capacidad de la bolsa:(250-500];		36000	21%	0,325	0,268595	GRIFOLS MOVACO, S.A.		CIP-100009682592 / REF:170526	Bolsa totalmente opaca que no permite identificación de medicamento ni paciente	5
	61	SU.PC.SANI.01.05.99.400005	E27067	FUNDA FOTOPROTECTORA P/ BOLSA INFUSION-Capacidad de la bolsa:(250-500];		36000	21%	0,325	0,268595	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.		CIP-100091100516 / REF:CH000004a	Bolsa que cumple característica y que permite identificación de medicamento y paciente	20

Supervisora de Medicina Interna Area Sur

Coordinador enfermeria CS Córdoba Centro

Jefe de Bloque enfermería ASNC

Supervisor Nefrología y Endocrino HURS

Enfermera Medicina Interna HURS

Supervisora Neonatología HURS

Supervisora de Farmacia HURS

Enfermera apoya a Superv.Urgencias HURS

Supervisora de Oncología y Hospital de día HURS

F.E.A.Farmacia Hospitalaria-Oncología

Jefe de Bloque ASNC

DUE Cuidados Paliativos ASNC

Enfermera Responsable de la unidad del dolor agudo HURS

Facultativo Responsable Equipo Cuidados Paliativos HIM

Supervisora Cuidados Paliativos HURS

DUE Responsable Equipo Cuidados Paliativos HIM