JUNTA DE ANDALUCIA

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

CONSEJERÍA DE SALUD

SUBDIRECCIÓN DE INVERSIONES

INFORME TÉCNICO DE CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS

Nº DE EXPEDIENTE: C.C. 1008/18 nº SIGLO 1120/2018

CONCEPTO: Suministro de mobiliario general y clínico con destino al Hospital de Alta Resolución de Estepona (Málaga).

INDICE:

0. Introducción y Desarrollo Informe Técnico de Criterios NO Automáticos..... Pág. 4

1. Criterios de adjudicación no automáticos..... Pág. 6

2. Ofertas..... Pág. 20

2.1. Admitidas..... Pág. 20

2.2. No valoradas..... Pág. 20

2.3 Valoradas..... Pág. 20

3. Valoración de los Criterios NO Automáticos..... Pág. 23

3.1. Criterios Técnicos Lote 1..... Pág. 23

3.2. Criterios Técnicos Lote 2..... Pág. 34

3.3. Criterios Técnicos Lote 3..... Pág. 35

4. Resumen ofertas valoradas..... Pág. 44

0. INTRODUCCIÓN Y DESARROLLO INFORME TÉCNICO DE CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS.

0. INTRODUCCIÓN Y DESARROLLO INFORME TÉCNICO DE CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS.

0.A. Introducción.

Expediente- Objeto.
C.C. 1008/18 Suministro de Mobiliario general y clínico con destino al Hospital de Alta Resolución de Estepona (Málaga).

Presupuesto base de licitación.

Lote	Denominación	Presupuesto Neto	IVA (21%)	Presupuesto Total
1	Mobiliario clínico	232.352,47 €	48.794,02 €	281.146,49 €
3	Mobiliario general	321.794,90 €	67.576,93 €	389.371,83 €

Lote	Denominación	Presupuesto Neto	IVA (10%)	Presupuesto Total
2	Sillas de ruedas.	1.721,07 €	172,11 €	1.893,18 €

0.B. Se indican los Criterios de Adjudicación NO Automáticos de los lotes 1, 2 y 3 que están reflejados en el PPT Anexo II. Tabla de criterios de valoración no automáticos. (Apartado 1)

Criterios Técnicos.	Lote 1	Lote 2	Lote 3
	Máximo 48	Máximo 48	Máximo 48

0.C. Se indican las ofertas de los licitadores que han sido admitidas, las que no han sido valoradas (indicando el motivo) y las valoradas (Apartado 2).

0.D. Se realiza una valoración de los Criterios NO Automáticos de los lotes 1, 2 y 3 que están reflejados en los PPT Anexos II. Tabla de criterios de valoración no automáticos (Apartado 3).

0.E. Se realiza un cuadro resumen con las puntuaciones de las ofertas valoradas (Apartado 4).

1. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN NO AUTOMÁTICOS.

1. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN NO AUTOMÁTICOS.

A continuación, se indican los criterios de adjudicación no automáticos que prevalecerán en la puntuación de cada uno de los lotes.

Lote1: Mobiliario clínico.

1.1 Camas eléctricas.

Normativa CE
Número de planos y articulaciones
Regulación en alturas
Extensión del lecho de cama en cm
Posición silla cardiaca en un solo botón
Posición RCP en cama eléctrico en un solo botón
Carga máxima de seguridad
Barandillas dobles partidas, abatibles con una sola mano.
Número y tipo de mandos de paciente
Mando de enfermería avanzado con funciones de bloqueo para seguridad del paciente.
Trend y antitrendelemburg eléctricos accionados desde el mando de enfermería de la cama.
Lecho radiotransparente
Tipo de soportes para bolsas en las barras
Sistema extracción cabecero/ pielero
Autonomía batería
Ruedas con freno centralizado mediante barra.
Medidas aproximadas
Ancho de la cama menor de 99mm

1.2. Mesa clínica con atril.

Tipo de mecanismo de regulación en altura
Protección perimetral
Bandeja con atril con posición lectura

1.3. Sillón clínico de paciente y acompañante.

Posibilidad de movimiento independiente de los planos
Tapicería
Angulación o inclinación del respaldo
Reposabrazos regulable en altura o telescópico
Accionamiento bilateral (manetas)
Carga máxima de seguridad

1.4. Armario estupefacientes.

Fabricado en acero inoxidable
Puerta con cerradura y llave
Posibilidad de colgar a pared
Medidas:

1.5. Biombo de 3 cuerpos.

Material
Ruedas giratorias.
Número de cuerpos plegables.

Posibilidad de lavado.
Medidas.

1.6.Cambiador de pared.

Material
Cinturón de seguridad regulable
Con gancho lateral
Plegable
Capacidad de carga
Medidas:

1.7. Camilla automática hidraúlica.

Material
Número de secciones
Movimiento trendelemburg.
Sistema cabezal abatible
Sistema de regulación de altura
Características del tapizado.
Grosor de la espuma
Densidad de la espuma
Ruedas con sistema centralizado en pedal
Portarrollos de papel incluido
Medidas:

1.8. Camilla fija de exploración.

Número de secciones
Grosor y densidad del tapizado.
Sistema de articulación del cabecero.
Medidas:

1.9. Camilla hidraúlica toma de tierra.

Número de secciones eléctricas.
Sistema de regulación del cabecero.
Sistema de freno.
Sistema de graduación de altura.
Características del tapizado.
Medidas:

1.10. Carro de curas dos bandejas.

Material.
Dimensiones de las bandejas superior e inferior.
Cubo para residuos en acero inoxidable
Portabombona
Empujador lateral
Sistema de ruedas..
Medidas.

1.11. Carro de curas 3 estantes.

Material.
Bandejas con esquinas redondeadas
Cubo para residuos en acero inoxidable.
Portabombona.

Empujador lateral.
Sistema de ruedas.
Medidas.

1.12. Carro de lencería ropa limpia con 2 senos.

Material.
Material de las bandejas.
Capacidad bolsas plastificadas.
Asas telescópicas.
Diámetro ruedas giratorias de aproximadamente Ø 125 mm
Medidas:

1.13. Carro de parada.

Material .
Dimensión cajones
Número de cajones con sistema autocierre para su fácil manejo.
Cajón doble
Número de estantes superiores.
Empujador.
Sistema de ruedas
Medidas:

1.14.Carros para sacos de ropa sucia dos senos.

Carro soporte bolsa doble
Material de la base
Material de la estructura.
Aro portabolsas con junta de goma integrada
Sistema de bloqueo para que la bolsa no se pueda caer.
Medidas

1.15.Carros rodantes para baldas planas.

Material.
Número y dimensiones de los estantes.
Ruedas.
Número de empujadores.
Medidas:

1.16.Carro ropa sucia un cuerpo.

Material de la base
Material aro portabolsa
Sistema de bloqueo
Facilidad de lavado, limpieza y desinfección.
Sistema de acople del aro portabolsas.
Sistema de ruedas.
Medidas:

1.17. Carro dos ropa sucia dos cuerpos.

Material de la base
Material aro portabolsa
Sistema de bloqueo
Facilidad de lavado, limpieza y desinfección
Sistema de acople del aro portabolsas.

Sistema de ruedas.
Medidas:

1.18. Cubo auxiliar de quirófano con ruedas.

Material
Diámetro de la cubeta
Recipiente desmontable
Soporte con cuatro ruedas giratorias
Capacidad
Medidas:

1.19.Mesa auxiliar con ruedas (tipo cigüeña).

Material
Características de la bandeja
Regulable en altura manualmente
Número y diámetros de las ruedas
Medidas

1.20. Mesa metálica clínica auxiliar.

Material:
Número de estantes con reborde
Empujador ambos lados de la mesa
Medidas:

1.21.Mesa rodante instrumental curva.

Material.
Número de estante con rebordes.
Sistema de ruedas.
Medidas.

1.22. Mesa de instrumental recta.

Material.
Número de estantes con rebordes
Sistema de ruedas.
Medidas:

1.23.Mesa de mayo.

Material
Dimensiones de la bandeja embutida y extraíble
Sistema de regulación en altura.
Material de la base.
Sistema de ruedas.
Medidas

1.24.Peldaño ancho.

Material.
Superficie antideslizante con borde en acero inoxidable.
Medidas

1.25. Peldaño para subir camillas.

Material
Número de peldaños
Superficie antideslizante
Medidas

1.26. Reloj pared digital quirófano.

Números en color rojo bien visible.
Soporte para colgar a pared.
Sincronización horaria para hora exactamente permanente.

1.27. Sillón de extracciones.

Material de la estructura.
Sistema abatible del respaldo y reposapiernas
Sistema de elevación en altura eléctrica
Trendelemburg simultaneo en posición elevada.
Características de los brazos .
Pata con nivelador.
Apoyacabezas regulable en altura.
Características del tapizado

1.28.Sillón observación paciente.

Material
Características del tapizado.
Sistema de regulación del respaldo.
Reposabrazos abatibles
Reposapiernas escamoteables
Ruedas traseras
Medidas

1.29. Camilla baño asistido.

Material:
Brazos desmontables:
Reposapiés escamoteables:
Sistema de freno:
Peso soportado

1.30. Camilla automática hidráulica Bobath.

Número de secciones
Método de subida.
Sistema de ruedas.
Sistema de regulación de altura.
Respaldo elevable/reclinable mediante palancas.
Sistema de ruedas.
Nivelador ajustable para evitar los pequeños desniveles.

1.31. Frigorífico para medicamentos.

Capacidad bruta
Medidas
Puerta de cristal con cerradura.
Refrigeración ventilada.
Estantes de rejilla regulables en altura
Termostato de seguridad para evitar temperaturas inferiores a +2° C
Datos tomados a temperatura ambiente +30°C (TNO)
Temperatura interior estable a +5°C
Alarma visual y acústica por temperaturas altas/bajas fuera del rango programado
Dispositivo de aviso durante 12 h. de inmediato en caso de fallo de alimentación

Interfaz para conexión del sistema externo de alarma

1.32.Camilla críticos.

Lecho radiotransparente fenólico
Portabombona de oxígeno
Sistema de cierre de la colchoneta
Sistema de regulación de altura
Movimientos de tren-antitrendelemburg
Barandillas laterales escamoteables
Posibilidad de acoplar accesorios en cada esquina
Sistema de ruedas
Paragolpes en las esquinas
Sistema de frenos
Medidas:

1.33. Camilla exploración ginecológica.

Camilla para reconocimientos ginecológicos con accionamiento eléctrico.
Tapizada en tejido lavable e ignífugo.
Número de motores para movimientos.
Posición de trendelemburg o posición horizontal.
Capacidad de carga .
Respaldo con cabecero-almohadilla ajustable.
Material de cubeta de restos.
Perneras anatómicas, regulables y orientables manualmente.
Portarrollos de papel.
Sistema de ruedas
Medidas :

1.34. Carro con ruedas para medicación-quirófano.

Material de la estructura.
Resistentes a alcoholes y de muy fácil limpieza y desinfección.
Número de cassetteras extraíbles.
Capacidad de los cajones.
Sistema de ruedas .
Número y capacidad de cajones telescópicos .
Número y altura máxima de estantes con barra..
Capacidad de la papelera.
Mesa extraíble.
Soporte porta objetos (botellero).
Número de Soportes para depósitos de materiales corto-punzantes.
Medidas del carro:
Medidas del Cassette
Medidas del Cajón

1.35. Carro con ruedas medicación-urgencias.

Material del carro.
Raíles laterales ajustables.
Partición en cajones.
1 basura
1 cesta lateral

3 soportes botellas
1 porta contenedor de objetos punzantes
Plan de trabajo moldeado.
Sistema de ruedas .
Medidas

1.36. Sillón CMA.

Material del chasis:
Reposapiernas abatible:
Asa trasera de empuje:
Tapicería ignífuga:

1.37. Báscula con tallímetro con certificación CE Clase III.

Certificado CE Clase III
Capacidad de pesada
Sensibilidad
Dispone de ruedas .
Altura del tallímetro telescópico adaptable a la báscula

1.38.Foco de luz-Lámpara exploración de pie.

Material .
Pantalla orientable en todos los sentidos
Base rodante de cinco puntas, especial antivuelco

1.39.Lámpara de curas.

Material
Luminaria con luz fría Led
Baja temperatura y sin radiación infrarroja
Longitud del brazo.
Lupa con tapa.
Base rodante de cinco puntas, especial antivuelco.

1.40.Oftalmoscopio/otoscopio a pared.

Montable en pared.
Número de mangos.
Fibra óptica
Tensión iluminación halógena.
Cabezales de oftalmoscopio y otoscopio incluidos.

1.41. Podoscopio.

Material de la estructura
Baldosa de apoyo desmontable
Espejos, uno fijo y otro abatible con regulación manual
Goniómetro desplazable con indicador
Iluminación por fluorescencia
Medidas :

1.42. Tensiómetro con ruedas.

Altura
Diámetro
Características de la base
Fácil de mover
Número de canastas.

Brazalete velcro adulto con espiral para su fácil manejo completa con todos sus accesorios

1.43.Tensiómetro digital.

Tensiómetro de brazo adulto formato digital.

1.44. Foco de luz-Lámpara exploración de pie con lupa de aumento.

Material
Pantalla orientable en todos los sentidos
Base rodante de cinco puntas, especial antivuelco
Número de aumentos de la Lupa

1.45. Cronómetro para críticos.

Cronómetro digital de pared
Pulsador de comienzo/paro

1.46. Termómetro digital por infrarrojos.

Termómetro clínico digital de infrarrojos

1.47. Portasuero antivuelco.

Material
Altura
Número de ganchos del soporte suero
Base rodante de cinco puntas, especial antivuelco
Sistema de ruedas.

Lote 2: Sillas de ruedas.

2.1.Silla de ruedas con portasueros y portabombonas.

Material
Plegable
Reposabrazos abatibles y desmontables
Reposapiés desmontables y giratorios hacia dentro
Sistema de ruedas
Medidas

Lote 3: Mobiliario general.

3.1. Archivadores 4 cajones.

Dimensiones:
Número de gavetas:
Guías telescópicas:
Sistema antivuelco:
Cerradura común para todos los cajones:
Medidas

3.2. Armario metálico.

Cerradura
Número de estantes metálicos para colgar carpetas:
Medidas:

3.3. Armario taquilla sala lencería 10 compartimentos.

Número de puertas dentro de una sola:
Bisagras ocultas

Certificaciones de Laboratorios:
Medidas:

3.4. Armario taquilla tipo Z .

Material:
Número de puertas batientes tipo "Z".
Cerradura con llave abisagrada anti-rotura.
Dimensiones:
Certificaciones de Laboratorios acreditados:

3.5. Bancadas 3 plazas.

Descripción del asiento:
Descripción de la estructura metálica:
Medidas:

3.6. Bancadas 4 plazas.

Descripción del asiento:
Descripción de la estructura metálica:
Medidas:

3.7. Cajonera 3 cajones y llave.

Material:
Número de cajones metálicos sobre guías telescópicas y cerradura.
Medidas:

3.8. Cortinas de separción techo.

Material de las cortinas:
Tamaño de los paños:
Barra de acero:
Soportes a techo:
Anclaje lateral y tapón:

3.9. Mesa baja para sala estar 80X80.

Descripción de la tapa:
Estructura:
Altura:

3.10. Mesa baja sala de espera.

Material tapa:
Dimensiones:

3.11. Mesa de despacho sin ala 140X80.

Tableros:
Espesor del aglomerado:
Dimensiones:
Las dimensiones exactas de la mesa de despacho tienen que ser: 1400x800 mm.
Descripción de la estructura:
Bandeja de cableado:
Faldón liso.
Normas que cumple:
Certificaciones de Laboratorios acreditados:

3.12. Mesa de despacho sin ala 160X80.

Tableros:
Espesor del aglomerado:

Dimensiones:
Descripción de la estructura:
Bandeja de cableado:
Faldón liso.
Normas que cumple:
Certificaciones de Laboratorios acreditados

3.13. Mesa con tercer plano horizontal y cajonera.

Espesor del aglomerado:
Con tercer plano horizontal:
Dimensiones:
Descripción de la estructura:
Bandeja de cableado:
Faldón liso.
Cajonera
Normas que cumple:
Certificaciones de Laboratorios acreditados:

3.14. Mostrador en "L" para información.

Número de módulos rectos:
Módulo curvo y zona atención minusválidos:
Dimensión:
Superficies de trabajo:
Material del frontal:
Zona superior de atención:
Sistema de telecanal de electrificación:
Certificaciones de Laboratorios:

3.15. Mesa de despacho con ala.

Tableros:
Espesor del aglomerado:
Dimensiones mesa:
Dimensiones ala:
Descripción de la estructura:
Bandeja de cableado:
Faldón liso.

3.16. Mesa de trabajo de 3 X 1,5 m.

Tableros:
Espesor del aglomerado:
Dimensiones:
Descripción de la estructura:
Normas que cumple:
Certificaciones de Laboratorios acreditados:.

3.17. Mesa auxiliar 50X70.

Tableros:
Espesor de aglomerado:
Dimensiones:
Las dimensiones exactas de la mesa serán 700x500 mm.
Descripción de la estructura:

Bandeja de cableado:
Faldón liso.
Normas que cumle:
Certificaciones de Laboratorios acreditados:

3.18. Mesa redonda 120 cm de diámetro.

Espesor del aglomerado
Descripción de la columna.

3.19. Mesa sala reuniones.

Espesor del aglomerado.
Número de pedestales.
Descripción columna.
Dimensiones.

3.20. Mesa sala reuniones.

Espesor del aglomerado:
Número de pedestales:
Descripción columna:
Dimensiones:

3.21. Mobiliario de cocina para estar y preparación.

Número de muebles bajos:
Número de muebles altos:
Material de las puertas y tiradores:
Fregadero de 2 senos:
Escurridor en acero inoxidable:
Grifo y desagüe:
Rodapié y copete:
Material de la encimera:

3.22. Papelera de cilindro.

Material:
Dimensiones:

3.23. Perchero 3 colgadores de cilindro.

Número de colgadores:

3.24. Silla de oficina giratoria.

Altura ajustable de asiento mediante pistón de gas comforto-lift o similar:.
Respaldo regulable en altura:
Sistema de amortiguación de golpe al sentarse:
Sistemas de ruedas dobles frenadas:
Tapizado ignífugo tipo ambla.
Normativas que cumple:
Certificaciones de Laboratorios acreditados que cumple.

3.25. Silla de oficina giratoria con reposacabezas.

Reposacabezas:.
Brazos regulables 4:.
Altura ajustable de asiento mediante pistón de gas comforto-lift.
Zona lumbar ajustable en altura y profundidad.
Sistema de amortiguación de golpe al sentarse.
Sistema de ruedas:

Certificaciones de Laboratorios acreditados que cumple:
Normas de aplicación que cumple:

3.26. Silla confidente.

Brazos fijos:
Descripción de la estructura:
Tapizado ignífugo tipo ambla:
Certificaciones de Laboratorios acreditados.
Normas de aplicación:

3.27. Silla confidente polipropileno.

Silla confidente fija:
Sin brazos:
Material del acabado:

3.28. Banco vestuario.

Descripción del chasis:
Dimensiones:

3.29. Banco vestuario 60X48X35

Descripción del chasis:
Dimensiones:

3.30. Silla con brazo-pala en polipropileno.

Silla fija:
Sin brazos:
Material de la pala de escritura:

3.31. Taburete fijo para cabina.

Material del asiento:
Diámetro:
Sistema elevación:
Material de la base:
Aro reposapiés

3.32. Taburete hidraúlico con ruedas y respaldo.

Material del asiento:
Sistema elevación:
Material de la base:
Aro reposapiés:

3.33. Taburete reposapiés fijo.

Material del asiento:
Sistema elevación:
Material de la base:
Aro reposapiés:

3.34. Escalera 3 peldaños.

Escalera fija 3 peldaños

3.35. Transpaleta manual.

Transpaleta manual

3.36. Cama dormitorio guardia.

Medidas del Somier:
Medidas del colchón viscoelástico:

3.37. Estantería de almacén.

Sistema organizativo modular:
Montantes estructurales de cada sección:.
Sistema de unión de los montantes estructurales:
Raíles / guías deslizantes:
Extremos de las guías equipados con terminales en ABS:
Sistema de retén o frenada:
Número y medidas de las estanterías y cestas:
- Estructura metálica:
- Cesta de ABS gris con separadores:
- Soporte más etiqueta y adhesivo:
- Estante sólido:

Sistema clipado p/sólida fijación divisor
Stop/retén para frenada cesta extraída
Porta-etiqueta p/identificación producto
Pieza en T p/fijación divisor fraccionado

3.38 Estantería gran volumen para fungible.

Material del poste:
Dimensión del poste:
Material del emparrillado:
Dimensión del emparrillado:

3.39.Armario cerrado para meterial estéril.

Armario cerrado:
Dimensiones:
Con ruedas:

2. OFERTAS.

2. OFERTAS.

Por los miembros de la Comisión Técnica que suscriben el presente informe, nombrados por al Director General de Económica y Servicios, el día 5 de marzo de 2019, se procede al estudio de la documentación presentada, por los licitadores admitidos, en el sobre 2 del expediente a objeto del presente informe.

2.1. Admitidas.

A continuación, para cada uno de los lotes, se indican los licitadores cuyas ofertas han sido admitidas.

Lote1: Mobiliario clínico.

EL CORTE INGLÉS, S.A.
INDUSTRIAS HIDRAÚLICAS PARDO, S.L.
KALDEVI INGENIERÍA GERIÁTRICA
MOMO ART INTERIORISMO, S.L.

Lote 2: Sillas de ruedas.

MOMO ART INTERIORISMO, S.L.

Lote 3: Mobiliario general.

EL CORTE INGLÉS, S.A.
INDUSTRIAS HIDRAÚLICAS PARDO, S.L.
OFINET EUROPA S.L.
DICODE SUMINISTROS S.L.

2.2. No valoradas.

No se ha excluido ninguna de las ofertas presentadas en este expediente, para cada uno de los lotes.

2.3. Valoradas.

A continuación, se indican, para cada uno de los lotes, los licitadores cuyas ofertas cumplen con los mínimos exigidos en el pliego de Prescripciones Técnicas que rigen la presente contratación.

Lote1: Mobiliario clínico.

EL CORTE INGLÉS, S.A.
INDUSTRIAS HIDRAÚLICAS PARDO, S.L.
KALDEVI INGENIERÍA GERIÁTRICA
MOMO ART INTERIORISMO, S.L.

Lote 2: Sillas de ruedas .

MOMO ART INTERIORISMO, S.L.

Lote 3: Mobiliario general .

EL CORTE INGLÉS, S.A.
INDUSTRIAS HIDRAÚLICAS PARDO, S.L.
OFINET EUROPA S.L.
DICODE SUMINISTROS S.L.

3. VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS.

Los criterios técnicos no automáticos que se han valorado en las ofertas presentadas por los licitadores quedan recogidos en el Apartado 1 del presente documento.

Para cada oferta, se detalla cuando el artículo cumple las especificaciones técnicas requeridas y en los casos en los que incorpora algún valos añadido, éste se describe.

En virtud del tercer párrafo del Anexo I del Pliego de Prescripciones Técnicas, la falta de información o respuesta en la descripción y definición de los distintos apartados ha sido motivo de no valoración del apartado correspondiente; incidiendo negativamente en la adjudicación.

A continuación, se relaciona cada uno de los licitadores valorados.

3.1. Criterios Técnicos Lote 1.

El CORTE INGLÉS, S.A.

En la oferta presentada por El Corte Inglés, S.A., cabe señalar:

Cama eléctrica de hospitalización.

• La cama eléctrica de hospitalización tiene 4 mandos en total. El mando de pacientes cuenta con funciones de confort. Por seguridad, nunca terapeúticas a su alcance. Además cuenta con un botón de seguridad, de activación de la cama. Con este botón se activa el mando de la cama durante un periodo de 3 minutos desde la última pulsación y así se protege al paciente de lesiones causadas por un movimiento no intencionado de la cama. Aportando prestaciones por encima del mínimo solicitado en los pliegos de prescripciones técnicas y por encima de otras ofertas presentadas.

Mesa clínica con atril.

• El atril de la mesa clínica dispone de posición de lectura mediante un accionamiento fácil diseñado además para pacientes con movilidad reducida. Esta posibilidad aunque no se pide en las condiciones mínimas, se considera conveniente ya que permite no sólo usar la mesa para comer, sino también para leer o escribir, siendo el criterio de valoración 'Bandeja de atril con posición lectura'.

Sillón clínico de paciente y acompañante.

• La carga máxima de seguridad del sillón es 150 kg. Esta carga es la máxima de los sillones ofertados y está por encima de la carga mínima aproximada solicitada en el pliego de prescripciones técnicas, siendo el mínimo 135 kg.

Armario de estupefacientes

• El armario tiene exactamente las medidas aproximadas solicitadas:420X500X700 mm

Biombo de 3 cuerpos.

• El biombo ofertado cumple las condiciones especificadas.

Cambiador de pared.

• El cambiador ofertado cumple las condiciones especificadas.

Camilla automática hidraúlica.

• El grosor de la espuma es de 5+1 cm. Es la espuma con menor grosor de las camillas ofertadas y está por debajo de 8 cm, grosor aproximado solicitado.

Camilla fija de exploración.

• Las dimensiones de la camilla son 1800x550x700mm, justo las medidas aproximadas solicitadas.

Camilla hidraúlica toma de tierra.

• La camilla hidraúlica presentada cumple las condiciones especificadas.

Carro de curas dos bandejas.

• El sistema de ruedas del carro ofertado son 4 ruedas de 80 diámetro, dos de ellas con frenos y paragolpes. El diámetro de las ruedas es justo el diámetro aproximado que se solicitaba.

Carro de curas 3 estantes.

• El carro de curas presentado cumple las condiciones especificadas.

Carro de lencería ropa limpia con 2 senos.

• El carro de lencería presentado cumple las condiciones especificadas.

Carro de parada.

• El carro de parada ofertado cumple con las condiciones especificadas.

Carros para sacos de ropa sucia dos senos.

• El carro para ropa sucia presentado cumple las condiciones especificadas.

Carros rodantes para baldas planas.

• El sistema de ruedas son 4 ruedas de 125mm, 2 de ellas con freno. Este es el diámetro exacto que se solicita como medida aproximada.

Carro ropa sucia un cuerpo.

• El carro ofertado sólo cuenta con 2 ruedas de 125 mm de diámetro, frente a las 4 ruedas que presentan otros carros ofertados.En las prescripciones técnicas no se especifica el número de ruedas que debe tener el carro. Se valorá esta característica dentro del Criterio Técnico no Automático: Sistema de ruedas.

Carro dos ropa sucia dos cuerpos.

• El carro ofertado sólo cuenta con 2 ruedas de 125 mm de diámetro, frente a las 4 ruedas que presentan otros carros ofertados.En las prescripciones técnicas no se especifica el número de ruedas que debe tener el carro. Se valorá esta característica dentro del Criterio Técnico no Automático: Sistema de ruedas.

Cubo auxiliar de quirófano con ruedas.

• El cubo presentado cumple las condiciones especificadas.

Mesa auxiliar con ruedas (tipo cigüeña).

• La mesa auxiliar presentada cuenta con 4 ruedas de 80mm, justo lo que se solicitaba como medida aproximadas. Además dos de ellas cuentan con freno, por lo que el sistema de ruedas más completo de los ofertados.

Mesa metálica clínica auxiliar.

• La mesa metálica clínica auxiliar presentada cumple las condiciones especificadas.

Mesa rodante instrumental curva.

• La mesa rodante presentada cumple las condiciones especificadas.

Mesa de instrumental recta.

• La mesa de instrumental presentada cumple las condiciones especificadas.

Mesa de mayo.

• La mesa de mayo presentada cumple las condiciones especificadas.

Peldaño ancho.

• Las medidas del peldaño son: 450x450x250 mm, justo las medidas que se solicitan como aproximadas.

Peldaño para subir camillas.

• Las medidas del peldaño ofertado son 485x470x490 mm. Esta altura es la máxima de los peldaños ofertados por otras empresas y es la más cercana a la altura aproximada dada.

Reloj pared digital quirófano.

• El reloj presentado cumple las condiciones especificadas.

Sillón de extracciones.

• El sillón presentado cumple las condiciones especificadas.

Sillón observación paciente.
• El sillón presentado cumple las condiciones especificadas.
Camilla baño asistido.
• La silla para lavado asistido presentada cumple las condiciones especificadas.
Camilla automática hidráulica Bobath.
• La camilla automática presentada cumple las condiciones especificadas.
Frigorífico para medicamentos.
• La capacidad del frigorífico presentado es de 360 litros. Esta es la capacidad bruta solicitada aproximadamente.
Camilla críticos.
• La camilla de críticos presentada cumple las condiciones especificadas.
Camilla exploración ginecológica.
• La capacidad de carga de la camilla de exploración ginecológica es de 175kg. Es una de las capacidades de carga más altas de las camillas de exploración ginecológica presentadas y bastante superior a la capacidad de carga aproximada solicitada en las especificaciones técnicas, 150 kg.
Carro con ruedas para medicación-quirófano.
• El carro presentado cumple las condiciones especificadas.
Carro con ruedas medicación-urgencias.
• El carro presentado cumple las condiciones especificadas.
Sillón CMA.
• El sillón presentado cumple las condiciones especificadas.
Báscula con tallímetro con certificación CE Clase III.
• La altura del tallímetro es de 75-200cm, justo las dimensiones que se solicitaban como aproximadas.
Foco de luz-Lámpara exploración de pie.
• El foco presentado cumple las condiciones especificadas.
Lámpara de curas.
• La lámpara presentada cumple las condiciones especificadas.
Oftalmoscopio/otoscopio a pared.
• El oftalmoscopio presentado cumple las condiciones especificadas.
Podoscopio.
• Las dimensiones del podoscopio ofertado son 60x45x33cm. Es el podoscopio con menor altura de los ofertasdos. El resto de podoscopios ofertados tienen justo la altura dada como dimensión aproximada.
Tensiómetro con ruedas.
• El tensiómetro presentado cumple las condiciones especificadas.
Tensiómetro digital.
• El tensiómetro presentado cumple las condiciones especificadas.
Foco de luz-Lámpara exploración de pie con lupa de aumento.
• La lámpara presentada cumple las condiciones especificadas.
Cronómetro para críticos.
• El cronómetro presentado cumple las condiciones especificadas.
Termómetro digital por infrarrojos.
• El termómetro presentado cumple las condiciones especificadas.
Portasuero antivuelco.
• El portasuero presentado cumple las condiciones especificadas.

Esta oferta cumple las prescripciones técnicas establecidas en el PPT. Cabe destacar las prestaciones que presentan la cama eléctrica de hospitalización y la mesilla clínica con atril, que aportan un valor añadido que se ha tenido en cuenta en la calificación. La cama eléctrica de hospitalización cuenta con un botón de seguridad, de activación de la cama. El atril de la mesa clínica dispone de posición de lectura mediante un accionamiento fácil diseñado además para pacientes con movilidad reducida.

Calificación: 44

INDUSTRIAS HIDRAÚLICAS PARDO, S.L.

En la oferta presentada por Industrias Hidraúlicas Pardo, S.L., cabe señalar:

Cama eléctrica de hospitalización.

• La cama eléctrica de hospitalización sólo incluye mandos de paciente integrados en la zona interior de las barandillas. Estas son las especificaciones mínimas contempladas en el pliego de prescripciones técnicas.

Mesa clínica con atril

• El atril de la mesa clínica tiene posibilidad de posición de lectura con una inclinación de hasta 65°. Esta posibilidad aunque no se pide en las condiciones mínimas, se considera conveniente ya que permite no sólo usar la mesa para comer, sino también para leer o escribir, siendo el criterio de valoración 'Bandeja de atril con posición lectura'.

Sillón clínico de paciente y acompañante.

• La carga máxima de seguridad del sillón es 135 kg, siendo este el mínimo solicitado, frente a los 150 kg que soportan otros sillones ofertados.

Armario de estupefacientes

• El armario tiene exactamente las medidas aproximadas solicitadas:420X500X700 mm.

Biombo de 3 cuerpos.

• El biombo ofertado cumple las condiciones especificadas.

Cambiador de pared.

• El cambiador ofertado cumple las condiciones especificadas.

Camilla automática hidraúlica.

• El grosor de la espuma es de 8 cm, el máximo de las camillas presentadas.

Camilla fija de exploración.

• Las dimensiones de la camilla son 1800x550x700mm, justo las medidas aproximadas solicitadas.

Camilla hidraúlica toma de tierra.

• La camilla hidraúlica presentada cumple las condiciones especificadas.

Carro de curas dos bandejas.

• El sistema de ruedas del carro ofertado son 4 ruedas de 80 diámetro con freno. El diámetro de las ruedas es justo el diámetro aproximado que se solicitaba.

Carro de curas 3 estantes.

• El carro de curas presentado cumple las condiciones especificadas.

Carro de lencería ropa limpia con 2 senos.

• El carro de lencería presentado cumple las condiciones especificadas.

Carro de parada.

• El carro de parada ofertado cumple con las condiciones especificadas.

Carros para sacos de ropa sucia dos senos.

• El carro para ropa sucia presentado cumple las condiciones especificadas.

Carros rodantes para baldas planas.

• El sistema de ruedas son 4 ruedas de 100mm, más pequeñas que las de otros carros ofertados.

Carro ropa sucia un cuerpo.

• El carro ofertado cumple las especificaciones dadas.

Carro dos ropa sucia dos cuerpos.

• El carro ofertado cumple las especificaciones dadas.

Cubo auxiliar de quirófano con ruedas.

• El cubo presentado cumple las condiciones especificadas.

Mesa auxiliar con ruedas (tipo cigüeña).

• La mesa auxiliar presentada cuenta con 4 ruedas de 80mm, justo lo que se solicitaba como medida aproximadas.

Mesa metálica clínica auxiliar.

• La mesa metálica clínica auxiliar presentada cumple las condiciones especificadas.

Mesa rodante instrumental curva.

• La mesa rodante presentada cumple las condiciones especificadas.

Mesa de instrumental recta.

• La mesa de instrumental presentada cumple las condiciones especificadas.

Mesa de mayo.

• La mesa de mayo presentada cumple las condiciones especificadas.

Peldaño ancho.

• Las medidas del peldaño son: 450x450x250 mm, justo las medidas que se solicitan como aproximadas.

Peldaño para subir camillas.

• Las medidas del peldaño ofertado son 48x49x45 cm. Los peldaños ofertados por otras empresas son más altos.Las medidas aproximadas que se solicitaban eran 470x450x500mm.

Reloj pared digital quirófano.

• El reloj presentado cumple las condiciones especificadas.

Sillón de extracciones.

• El sillón presentado cumple las condiciones especificadas.

Sillón observación paciente.

• El sillón presentado cumple las condiciones especificadas.

Camilla baño asistido.

• La silla para lavado asistido presentada cumple las condiciones especificadas.

Camilla automática hidráulica Bobath.

• La camilla automática presentada cumple las condiciones especificadas.

Frigorífico para medicamentos.

• La capacidad del frigorífico presentado es de 360 litros, que es la capacidad bruta solicitada aproximadamente.

Camilla críticos.

• La camilla de críticos presentada cumple las condiciones especificadas.

Camilla exploración ginecológica.

• La capacidad de carga de la camilla de exploración ginecológica es de 175kg. Es una de las capacidades de carga más altas de las camillas de exploración ginecológica presentadas y bastante superior a la capacidad de carga aproximada solicitada en las especificaciones técnicas, 150 kg.

Carro con ruedas para medicación-quirófano.

• El carro con ruedas ofertado tiene dos estantes con barra de 25 cm. de alto, 50 cm. de ancho y 23 cm de

fondo. La altura es justo la dimensión aproximada solicitada.

Carro con ruedas medicación-urgencias.

• El carro presentado cumple las condiciones especificadas.

Sillón CMA.

• El sillón presentado cumple las condiciones especificadas.

Báscula con tallímetro con certificación CE Clase III.

• La altura del tallímetro es de 75-200cm, justo las dimensiones que se solicitaban como aproximadas.

Foco de luz-Lámpara exploración de pie.

• El foco presentado cumple las condiciones especificadas.

Lámpara de curas.

• La lámpara presentada cumple las condiciones especificadas.

Oftalmoscopio/otoscopio a pared.

• El oftalmoscopio presentado cumple las condiciones especificadas.

Podoscopio.

• Las dimensiones del podoscopio ofertado son 60x45x45 cm, justo las dimensiones dadas como aproximadas.

Tensiómetro con ruedas.

• El tensiómetro presentado cumple las condiciones especificadas.

Tensiómetro digital.

• El tensiómetro presentado cumple las condiciones especificadas.

Foco de luz-Lámpara exploración de pie con lupa de aumento.

• La lámpara presentada cumple las condiciones especificadas.

Cronómetro para críticos.

• El cronómetro presentado cumple las condiciones especificadas.

Termómetro digital por infrarrojos.

• El termómetro presentado cumple las condiciones especificadas.

Portasuero antivuelco.

• El portasueros presentado cumple las condiciones especificadas.

Esta oferta cumple las prescripciones técnicas establecidas en el PPT. Cabe destacar la capacidad de carga de la camilla de exploración ginecológica es de 175kg. Es una de las capacidades de carga más altas de las camillas de exploración ginecológica presentadas y bastante superior a la capacidad de carga aproximada solicitada en las especificaciones técnicas, 150 kg.

Calificación: 35,5

KALDEVI INGENIERÍA GERIÁTRICA.

En la oferta presentada por Kaldevi Ingeniería Geriátrica, cabe señalar:

Cama eléctrica de hospitalización.

• La cama eléctrica de hospitalización cuenta con 3 mandos, 2 integrados en barrandilla y un mando de paciente. Las caracterías técnicas están por encima de lo establecido en los pliegos de prescripciones técnicas: mandos integrados en las barandillas.

Mesa clínica con atril

• El atril de la mesa clínica no cuenta con posición lectura. Esta característica aunque no se pide en las condiciones mínimas, se considera adecuado ya que permite no sólo usar la mesa para comer, sino también para leer o escribir y se valora dentro del criterio de valoración: Bandeja con atril con posición lectura.

para leer o escribir y se valora dentro del criterio de valoración. Bandeja con atril con posición lectura.

Sillón clínico de paciente y acompañante.

• No se indica la carga máxima de seguridad del sillón.

Armario de estupefacientes

• El armario es más pequeño que los presentados por el resto de empresas, que presentan exactamente las dimensiones aproximadas solicitadas. Dimensiones del armario ofertado: 120x450x600mm

Biombo de 3 cuerpos.

• El biombo ofertado cumple las condiciones especificadas.

Cambiador de pared.

• El cambiador ofertado cumple las condiciones especificadas.

Camilla automática hidraúlica.

• No se indica el grosor ni la densidad de la espuma de la camilla. Tampoco se indican las medidas de la camilla.

Camilla fija de exploración.

• Las dimensiones de la camilla son 1800x550x600mm, por lo que es más baja que el resto de camillas ofertadas. La altura de la camilla ofertada es menor que la altura solicitada aproximadamente, otras camillas ofertadas alcanzan la altura que se solicitaba. Además no se indica el grosor y densidad del tapizado.

Camilla hidraúlica toma de tierra.

• La camilla hidraúlica presentada cumple las condiciones especificadas.

Carro de curas dos bandejas.

• El sistema de ruedas del carro ofertado son 4 ruedas giretorias de 75 diámetro con freno. El diámetro de las ruedas es el menor de los ofertados.

Carro de curas 3 estantes.

• No se indica si el carro incluye portabombonas, tampoco se indican las dimensiones del carro.

Carro de lencería ropa limpia con 2 senos.

• El carro de lencería presentado cumple las condiciones especificadas.

Carro de parada.

• El carro de parada ofertado cumple con las condiciones especificadas. No se indica las dimensiones de los cajones, ni las medidas del carro.

Carros para sacos de ropa sucia dos senos.

• No se indican las medidas del carro.

Carros rodantes para baldas planas.

• El sistema de ruedas son 4 ruedas de 100mm, más pequeñas que otros ofertados.

Carro ropa sucia un cuerpo.

• No se indica el sistema de bloqueo, no se indica el material del aro portabolsa, no se indica el sistema de acople del aro portabolsas ni el sistema de ruedas.

Carro ropa sucia dos cuerpos.

• No se indica el sistema de bloqueo, no se indica el material del aro portabolsa, no se indica el sistema de acople del aro portabolsas ni el sistema de ruedas.

Cubo auxiliar de quirófano con ruedas.

• No se indica el diámetro de la cubeta ni las medidas del cubo.

Mesa auxiliar con ruedas (tipo cigüeña).

• No se indican las medidas de la mesa.

Mesa metálica clínica auxiliar.

• La mesa metálica clínica auxiliar presentada cumple exactamente las condiciones especificadas.

Mesa rodante instrumental curva.
• La mesa rodante presentada cumple exactamente las condiciones especificadas.
Mesa de instrumental recta.
• La mesa de instrumental presentada cumple exactamente las condiciones especificadas.
Mesa de mayo.
• No se indican las dimensiones de la bandeja.
Peldaño ancho.
• No se indican las medidas del peldaño.
Peldaño para subir camillas.
• No se indican las medidas del peldaño.
Reloj pared digital quirófano.
• El reloj presentado cumple las condiciones especificadas.
Sillón de extracciones.
• El sillón presentado cumple las condiciones especificadas.
Sillón observación paciente.
• No se indican las medidas del sillón.
Camilla baño asistido.
• La silla para lavado asistido presentada cumple exactamente las condiciones especificadas.
Camilla automática hidráulica Bobath.
• La camilla automática presentada cumple exactamente las condiciones especificadas.
Frigorífico para medicamentos.
• La capacidad del frigorífico presentado es de 290 litros, capacidad que está por debajo de la capacidad de otros frigoríficos ofertados y por debajo de los 360 litros que se indicaban de manera aproximada en el pliego de prescripciones técnicas. Además no se indica si la temperatura interior es estable a +5°c, ni de si cuenta con un dispositivo de aviso durante 12h. en caso de fallo de alimentación. Tampoco se indica si tiene interfaz para conexión del sistema externo de alarma.
Camilla críticos.
• No se indica el sistema de cierre de la colchoneta, ni las medidas de la camilla.
Camilla exploración ginecológica.
• No indica capacidad de carga, ni si tiene respaldo con cabecero-almohadilla ajustable. Tampoco indica el sistema de ruedas, ni si cuenta con portarrollos de papel. Tampoco se indican las medidas de la camilla.

Carro con ruedas para medicación-quirófano.
• No se indica la capacidad de los cajones, ni el número y altura de estantes con barra. Tampoco se indica si incluye soporte portaobjetos o soportes para depósitos de material corto-punzante.
Carro con ruedas medicación-urgencias.
• No se indican las medidas del carro.
Sillón CMA.
• El sillón presentado cumple exactamente las condiciones especificadas.
Báscula con tallímetro con certificación CE Clase III.
• La altura del tallímetro es de 88-205cm. El tallaje es más alto que el de otras empresas y más alto que las medidas que se solicitaban como aproximadas.
Foco de luz-Lámpara exploración de pie.
• El foco presentado cumple las condiciones especificadas.
Lámpara de curas.
• La lámpara presentada cumple las condiciones especificadas.

Oftalmoscopio/otoscopio a pared.
• El oftalmoscopio presentado cumple exactamente las condiciones especificadas.
Podoscopio.
• Las dimensiones del podoscopio ofertado son 60x45x45 cm, justo las dimensiones dadas como aproximadas.

Tensiómetro con ruedas.
• No se indica la altura, diámetro ni características de la base.
Tensiómetro digital.
• El tensiómetro presentado cumple exactamente las condiciones especificadas.
Foco de luz-Lámpara exploración de pie con lupa de aumento.
• La lámpara presentada cumple exactamente las condiciones especificadas.
Cronómetro para críticos.
• El cronómetro presentado cumple exactamente las condiciones especificadas.
Termómetro digital por infrarrojos.
• El termómetro presentado cumple exactamente las condiciones especificadas.
Portasuero antivuelco.
• El portasuero presentado cumple exactamente las condiciones especificadas.

Se tiene que el excel con los criterios de valoración no automáticos, entregado por Kaldevi incurre en falta de detalle de las condiciones técnicas del mobiliario. Esta situación, tal y como se recogía en el PPT ha penalizado el resultado de la oferta.

Calificación: 17,5

MOMO ART INTERIORISMO, S.L.

En la oferta presentada por Momo Art Interiorismo, S.L., cabe señalar:
Cama eléctrica de hospitalización.
• La cama eléctrica de hospitalización tiene 4 mandos en total. El mando de pacientes cuenta con funciones de confort. Por seguridad, nunca terapeúticas a su alcance. Además cuenta con un botón de seguridad, de activación de la cama. Con este botón se activa el mando de la cama durante un periodo de 3 minutos desde la última pulsación y así se protege al paciente de lesiones causadas por un movimiento no intencionado de la cama. Aportando prestaciones por encima del mínimo solicitado en los pliegos de prescripciones técnicas y por encima de otras ofertas presentadas.
Mesa clínica con atril
• El atril de la mesa clínica dispone de posición de lectura mediante un accionamiento fácil diseñado además para pacientes con movilidad reducida. Esta posibilidad aunque no se pide en las condiciones mínimas, se considera conveniente ya que permite no sólo usar la mesa para comer, sino también para leer o escribir, se valora dentro del criterio de valoración:Bandeja con atril con posición lectura.
Sillón clínico de paciente y acompañante.
• La carga máxima de seguridad del sillón es 150 kg. Esta carga es la máxima de los sillones ofertados y está por encima de la carga mínima aproximada solicitada en el pliego de prescripciones técnicas.
Armario de estupefacientes
• El armario tiene exactamente las medidas aproximadas solicitadas:420X500X700 mm
Biombo de 3 cuerpos.
• El biombo ofertado cumple las condiciones especificadas.

Cambiador de pared.
• El cambiador ofertado cumple las condiciones especificadas.
Camilla automática hidraúlica.
• El grosor de la espuma es de 7 cm. Este grosor está por debajo de 8 cm, grosor aproximado solicitado.
Camilla fija de exploración.
• Las dimensiones de la camilla son 1800x550x700mm, justo las medidas aproximadas solicitadas.
Camilla hidraúlica toma de tierra.
• La camilla hidraúlica presentada cumple las condiciones especificadas.
Carro de curas dos bandejas.
• El sistema de ruedas del carro ofertado son 4 ruedas giratorias de diámetro 80mm, dos de ellas con freno. El diámetro de las ruedas es justo el diámetro aproximado que se solicitaba. Por otro lado, no se indican las dimensiones de las bandejas superior e inferior, por lo que no se ha valorado este apartado.
Carro de curas 3 estantes.
• El carro de curas presentado cumple las condiciones especificadas.
Carro de lencería ropa limpia con 2 senos.
• El carro de lencería presentado cumple las condiciones especificadas.
Carro de parada.
• El carro de parada ofertado cumple con las condiciones especificadas. Por otro lado, no se indica las dimensiones de los cajones, por lo que no se ha valorado este apartado.
Carros para sacos de ropa sucia dos senos.
• El carro para ropa sucia presentado cumple las condiciones especificadas.
Carros rodantes para baldas planas.
• El sistema de ruedas son 4 ruedas de 125 mm de diámetro, 1 de ellas con freno, con protección en las ruedas y sistemas antihilos.Este diámetro es justo el que se solicita como medida aproximada.
Carro ropa sucia un cuerpo.
• El carro ofertado cumple las especificaciones dadas.
Carro dos ropa sucia dos cuerpos.
• El carro ofertado cumple las especificaciones dadas.
Cubo auxiliar de quirófano con ruedas.
• El cubo presentado cumple las condiciones especificadas.
Mesa auxiliar con ruedas (tipo cigüeña).
• La mesa auxiliar presentada cuenta con 4 ruedas de 80mm, justo lo que se solicitaba como medida aproximadas.
Mesa metálica clínica auxiliar.
• La mesa metálica clínica auxiliar presentada cumple las condiciones especificadas.
Mesa rodante instrumental curva.
• La mesa rodante presentada cumple las condiciones especificadas.
Mesa de instrumental recta.
• La mesa de instrumental presentada cumple las condiciones especificadas.
Mesa de mayo.
• La mesa de mayo presentada cumple las condiciones especificadas.
Peldaño ancho.
• Las medidas del peldaño son: 450x450x250 mm, justo las medidas que se solicitan como aproximadas.
Peldaño para subir camillas.
• Las medidas del peldaño ofertado son 48,5 cm x 47 cm x 47 cm. Por lo que es la segundo peldaño más alto de los ofertados.

Reloj pared digital quirófano.
• El reloj presentado cumple las condiciones especificadas.
Sillón de extracciones.
• El sillón presentado cumple las condiciones especificadas.
Sillón observación paciente.
• El sillón presentado cumple las condiciones especificadas.
Camilla baño asistido.
• La silla para lavado asistido presentada cumple las condiciones especificadas.
Camilla automática hidráulica Bobath.
• La camilla automática presentada cumple las condiciones especificadas.
Frigorífico para medicamentos.
• La capacidad del frigorífico presentado es de 360 litros, que es la capacidad bruta solicitada
Camilla críticos.
• La camilla de críticos presentada cumple las condiciones especificadas.
Camilla exploración ginecológica.
• La capacidad de carga de la camilla de exploración ginecológica es de 180kg. Es la capacidad de carga más alta de las camillas de exploración ginecológica presentadas, 150 kg.
Carro con ruedas para medicación-quirófano.
• El carro con ruedas ofertado tiene dos estantes con barra. No se indica la altura útil máxima de cada estante, por lo que no se ha valorado este apartado.
Carro con ruedas medicación-urgencias.
• El carro presentado cumple las condiciones especificadas.
Sillón CMA.
• El sillón presentado cumple las condiciones especificadas.
Báscula con tallímetro con certificación CE Clase III.
• La altura del tallímetro es de 60-200cm. El rango es el mayor de todos los tallímetros ofertados y mayor incluso que las dimensiones que se solicitaban como aproximadas.
Foco de luz-Lámpara exploración de pie.
• El foco presentado cumple las condiciones especificadas.
Lámpara de curas.
• La lámpara presentada cumple las condiciones especificadas.
Oftalmoscopio/otoscopio a pared.
• El oftalmoscopio presentado cumple las condiciones especificadas.
Podoscopio.
• Las dimensiones del podoscopio ofertado son 60x45x45 cm, justo las dimensiones dadas como aproximadas.

Tensiómetro con ruedas.
• El tensiómetro presentado cumple las condiciones especificadas.
Tensiómetro digital.
• El tensiómetro presentado cumple las condiciones especificadas.
Foco de luz-Lámpara exploración de pie con lupa de aumento.
• La lámpara presentada cumple las condiciones especificadas.
Cronómetro para críticos.
• El cronómetro presentado cumple las condiciones especificadas.
Termómetro digital por infrarrojos.
• El termómetro presentado cumple las condiciones especificadas.

Portasuero antivuelco.

- El portasuero presentado cumple las condiciones especificadas.

Esta oferta cumple las prescripciones técnicas establecidas en el PPT. Cabe destacar las prestaciones que presentan la cama eléctrica de hospitalización y la mesilla clínica con atril, que aportan un valor añadido que se ha tenido en cuenta en la calificación. La cama eléctrica de hospitalización cuenta con un botón de seguridad, de activación de la cama. El atril de la mesa clínica dispone de posición de lectura mediante un accionamiento fácil diseñado además para pacientes con movilidad reducida.

Calificación: 44

3.2. Criterios Técnicos Lote 2. Sillas de ruedas.

MOMO ART INTERIORISMO, S.L.

El modelo presentado, Breezy Premium de Sunrise Medical, es plegable y cuenta con reposabrazos abatibles y desmontables. Además tiene reposapiés desmontables y giratorios hacia dentro.

Calificación: 48

3.3. Criterios Técnicos Lote 3. Mobiliario general

EL CORTE INGLÉS, S.A.

En la oferta presentada por El Corte Inglés, S.L., cabe señalar:

Archivadores 4 cajones.
- El archivador presentado cumple las condiciones especificadas.

Armario metálico.
- El armario metálico presentado cumple las condiciones especificadas.

Armario taquilla sala lencería 10 compartimentos.
- La taquilla presentada cumple las condiciones especificadas.

Armario taquilla tipo Z
- La taquilla presentada cumple las condiciones especificadas.

Bancadas 3 plazas.
- La bancada presentada cumple las condiciones especificadas.

Bancadas 4 plazas.
- La bancada presentada cumple las condiciones especificadas.

Cajonera 3 cajones y llave.
Cajones metálicos con guias vistas, mecanismo de cierre integrado y bloqueo automático.

Cortinas de separación techo.
Barra de acero con soportes a techo . Tamaño de paño de 160 cm.

Mesa baja para sala estar 80X80 .
- No describe características específicas.

Mesa baja sala de espera.
- La mesa presentada cumple las condiciones especificadas.

Mesa de despacho sin ala 140X80.
- Tablero de 30mm. de espesor (se pide aprox. 28mm).

Mesa de despacho sin ala 160X80.
- Tablero de 30mm. de espesor (se pide aprox. 28mm).

Mesa con tercer plano horizontal y cajonera.
- Tablero de 30mm. de espesor (se pide aprox. 28mm).

Mostrador en "L" para información.
- El mostrador presentado cumple las condiciones especificadas.

Mesa de despacho con ala.
- Tablero de 30mm. de espesor (se pide aprox. 28mm).

Mesa de trabajo 3 X 1,5 m
- Tablero de 30mm. de espesor (se pide aprox. 28mm).

Mesa auxiliar 50X70
- La mesa presentada cumple las condiciones especificadas.

Mesa redonda 120 cm de diámetro.
- Tablero de 30mm. de espesor (se pide aprox. 28mm).

Mesa sala reuniones 360x120
- Tablero de 30mm. de espesor (se pide aprox. 28mm).

Mesa sala reuniones 220x110
- Tablero de 30mm. de espesor (se pide aprox. 28mm).

Mobiliario de cocina para estar y preparación.

5 muebles bajos y 3 altos.

Papelera de cilindro.

• La papelera presentada cumple las condiciones especificadas.

Perchero 3 colgadores de cilindro.

• El perchero presentado cumple las condiciones especificadas.

Silla de oficina giratoria.

• La silla presentada cumple las condiciones especificadas.

Silla de oficina giratoria con reposacabezas.

• La silla presentada cumple las condiciones especificadas.

Silla confidente.

• La silla presentada cumple las condiciones especificadas.

Silla confidente polipropileno.

• La silla presentada cumple las condiciones especificadas.

Banco vestuario.

• El banco presentado cumple las condiciones especificadas.

Banco vestuario 60X48X35

• El banco presentado cumple las condiciones especificadas.

Silla con brazo-Pala en polipropileno.

• Cuerpo fabricado en una unica pieza de polipropileno que lo hace más robusto.

Taburete fijo para cabina.

• Asiento elastómero antideslizante, proporciona mayor comodidad y seguridad.

Taburete hidraúlico con ruedas y respaldo.

• Asiento elastómero antideslizante, proporciona mayor comodidad y seguridad.

Taburete reposapiés fijo.

• Asiento elastómero antideslizante, proporciona mayor comodidad y seguridad.

Escalera 3 peldaños.

• La escalera presentada cumple las condiciones especificadas.

Transpaleta manual.

• La transpaleta presentada cumple las condiciones especificadas.

Cama dormitorio guardia.

• La cama presentada cumple las condiciones especificadas.

Estantería de almacén.

• La estantería presentada cumple las condiciones especificadas.

Estantería gran volumen para fungible.

• La estantería presentada cumple las condiciones especificadas.

Armario cerrado para material estéril.

• El armario presentado cumple las condiciones especificadas.

Esta oferta cumple las prescripciones técnicas establecidas en el PPT. En el caso de algunos elementos, como son las mesas, que presentan un espesor de tablero superior al requerido, y los taburetes, con asiento de elastómero antideslizante, aportan un valor añadido que se ha tenido en cuenta en la calificación.

Calificación: 41,2

INDUSTRIAS HIDRAÚLICAS PARDO, S.L.

En la oferta presentada por Industria Hidraúlicas Pardo, S.L., cabe señalar:

Archivadores 4 cajones.

• El archivador presentado cumple las condiciones especificadas.

Armario metálico.

• El armario metálico ofertado cumple las condiciones especificadas.

Armario taquilla sala lencería 10 compartimentos.

• La taquilla ofertada cumple las condiciones especificadas.

Armario taquilla tipo Z.

• La taquilla ofertada cumple las condiciones especificadas.

Bancadas 3 plazas.

Pies fabricados en aluminio fundido en forma de v con tacos niveladores de polipropileno.

Bancadas 4 plazas.

Pies fabricados en aluminio fundido en forma de v con tacos niveladores de polipropileno.

Cajonera 3 cajones y llave.

Cajones en chapa de acero de 3mm de espesor sobre guias telescópicas de rodamiento a bolas. Con extracción total para facilitar su uso.

Cortinas de separación techo.

Carril guía con 17 minipoleas móviles. Con soporte a techo y anclaje lateral y tapón.

Mesa baja para sala estar 80X80

• La mesa ofertada cumple las condiciones especificadas.

Mesa baja sala de espera.

• La mesa ofertada cumple las condiciones especificadas.

Mesa de despacho sin ala 140X80.

• La mesa ofertada cumple las condiciones especificadas.

Mesa de despacho sin ala 160X80.

• La mesa ofertada cumple las condiciones especificadas.

Mesa con tercer plano horizontal y cajonera.

• La mesa ofertada cumple las condiciones especificadas.

Mostrador en "L" para información.

• El mostrador ofertado cumple las condiciones especificadas.

Mesa de despacho con ala.

• La mesa ofertada cumple las condiciones especificadas.

Mesa de trabajo de 3 X 1,5 m.

• La mesa ofertada cumple las condiciones especificadas.

Mesa auxiliar 50X70.

• La mesa ofertada cumple las condiciones especificadas.

Mesa redonda 120 cm de diámetro.

• La mesa ofertada cumple las condiciones especificadas.

Mesa sala reuniones 360x120

• La mesa ofertada cumple las condiciones especificadas.

Mesa sala reuniones 220x110

• La mesa ofertada cumple las condiciones especificadas.

Mobiliario de cocina para estar y preparación.

Puertas y frentes de cajones de formica.

Papelera de cilindro.
• La papelera ofertada cumple las condiciones especificadas.
Perchero 3 colgadores de cilindro.
• El perchero ofertado cumple las condiciones especificadas.
Silla de oficina giratoria.
• La silla ofertada cumple las condiciones especificadas.
Silla de oficina giratoria con reposacabezas.
• La silla ofertada cumple las condiciones especificadas.
Silla confidente.
• La silla ofertada cumple las condiciones especificadas.
Silla confidente polipropileno.
• La silla ofertada cumple las condiciones especificadas.
Banco vestuario.
• El banco de vestuario ofertado cumple las condiciones especificadas.
Banco vestuario 60X48X35
• El banco de vestuario ofertado cumple las condiciones especificadas.
Silla con brazo-pala en polipropileno.
Cuerpo fabricado en una unica pieza de polipropileno, que lo hace más robusto.
Taburete fijo para cabina.
• El taburete ofertado cumple las condiciones especificadas.
Taburete hidraúlico con ruedas y respaldo.
• El taburete ofertado cumple las condiciones especificadas.
Taburete reposapiés fijo.
• El taburete ofertado cumple las condiciones especificadas.
Escalera 3 peldaños.
• La escalera ofertada cumple las condiciones especificadas.
Transpaleta manual.
• La transpaleta manual cumple las condiciones especificadas.
Cama dormitorio guardia.
• La cama ofertada cumple las condiciones especificadas.
Estantería de almacén.
• La estantería ofertada cumple las condiciones especificadas.
Estantería gran volumen para fungible.
• La estantería ofertada cumple las condiciones especificadas.
Armario cerrado para material estéril.
• El armario ofertado cumple las condiciones especificadas.

Esta oferta cumple las prescripciones técnicas establecidas en el PPT. En el caso de algunos elementos, como son cortinas suelo-techo y las cajoneras, aporta un valor añadido. En particular, se han valorado positivamente las características ofrecidas para las bancadas (consideradas un elemento relevante en el mobiliario general) y que se han tenido en cuenta en la calificación.

Calificación: 43,3

OFINET EUROPA S.L.

En la oferta presentada por Ofinet, cabe señalar:

Archivadores 4 cajones.

• El archivador ofertado cumple las condiciones especificadas.

Armario metálico.

• El armario ofertado cumple las condiciones especificadas.

Armario taquilla sala lencería 10 compartimentos.

• La taquilla ofertada cumple las condiciones especificadas.

Armario taquilla tipo Z.

• La taquilla ofertada cumple las condiciones especificadas.

Bancadas 3 plazas.

Pies fabricados en inyección de aluminio con apoyos cilindricos de polipropileno que permite nivelación de 25mm.

Bancadas 4 plazas.

Pies fabricados en inyección de aluminio con apoyos cilindricos de polipropileno que permite nivelación de 25mm.

Cajonera 3 cajones y llave.

Cajones en chapa de acero con mecanismo de cierre integrado y sistema de bloqueo automático.

Cortinas de separación techo.

Barra de acero de 30mm para pasadores con soportes acero de 30mm con pasador a techo.

Mesa baja para sala estar 80X80.

• La mesa ofertada cumple las condiciones especificadas.

Mesa baja sala de espera.

• La tapa de madera de haya sobre estructura con piezas de union de aluminio inyectado.

Mesa de despacho sin ala 140X80.

• Tablero de 30mm. de espesor (se pide aprox. 28mm).

Mesa de despacho sin ala 160X80.

• Tablero de 30mm. de espesor (se pide aprox. 28mm).

Mesa con tercer plano horizontal y cajonera.

• Tablero de 30mm. de espesor (se pide aprox. 28mm).

Mostrador en "L" para información.

• El mostrador ofertado cumple las condiciones especificadas.

Mesa de despacho con ala.

• Tablero de 30mm. de espesor (se pide aprox. 28mm).

Mesa de trabajo de 3 X 1,5 m.

• La mesa ofertada cumple las condiciones especificadas.

Mesa auxiliar 50X70.

• La mesa ofertada cumple las condiciones especificadas.

Mesa redonda 120 cm de diámetro.

• Tablero de 30mm. de espesor (se pide aprox. 28mm).

Mesa sala reuniones 360x120

• Tablero de 30mm. de espesor (se pide aprox. 28mm).

Mesa sala reuniones 220x110

• Tablero de 30mm. de espesor (se pide aprox. 28mm).

Mobiliario de cocina para estar y preparación.
• Puertas y frentes de cajones de formica con tiradores de aluminio.
Papelera de cilindro.
• La papelera ofertada cumple las condiciones especificadas.
Perchero 3 colgadores de cilindro.
• El perchero ofertado cumple las condiciones especificadas.
Silla de oficina giratoria.
• La silla ofertada cumple las condiciones especificadas.
Silla de oficina giratoria con reposacabezas.
• La silla ofertada cumple las condiciones especificadas.
Silla confidente.
• La silla ofertada cumple las condiciones especificadas.
Silla confidente polipropileno.
• La silla ofertada cumple las condiciones especificadas.
Banco vestuario.
• El banco de vestuario ofertado cumple las condiciones especificadas.
Banco vestuario 60X48X35.
• El banco de vestuario ofertado cumple las condiciones especificadas.
Silla con brazo-pala en polipropileno.
• La silla ofertada cumple las condiciones especificadas.
Taburete fijo para cabina.
• Asiento de elastano con sistema de elevacion de acero cromado, que proporciona mayor ergonomia.
Taburete hidraúlico con ruedas y respaldo.
• Asiento de elastano con sistema de elevacion de acero cromado, que proporciona mayor ergonomia.
Taburete reposapiés fijo.
• Asiento de elastano con sistema de elevacion de acero cromado, que proporciona mayor ergonomia.
Escalera 3 peldaños.
• La escalera ofertada cumple las condiciones especificadas.
Transpaleta manual.
• La transpaleta ofertada cumple las condiciones especificadas.
Cama dormitorio guardia.
• La cama ofertada cumple las condiciones especificadas.
Estantería de almacén.
• La estantería ofertada cumple las condiciones especificadas.
Estantería gran volumen para fungible.
• La estantería ofertada cumple las condiciones especificadas.
Armario cerrado para material estéril.
• El armario ofertado cumple las condiciones especificadas.

Esta oferta cumple las prescripciones técnicas establecidas en el PPT. En el caso de algunos elementos, como son las mesas (con un espesor de tablero superior al requerido), los taburetes con asiento de elastano antideslizante aporta un valor añadido. En particular, se han valorado positivamente las características ofrecidas para las bancadas (consideradas un elemento relevante en el mobiliario general) y que se han tenido en cuenta en la calificación.

Calificación: 47,7

DICODE SUMINISTROS S.L.

En la oferta presentada por Dicode, cabe señalar:

Archivadores 4 cajones.

• El archivador ofertado cumple las condiciones especificadas.

Armario metálico.

• El armario ofertado cumple las condiciones especificadas.

Armario taquilla sala lencería 10 compartimentos.

• La taquilla ofertada cumple las condiciones especificadas.

Armario taquilla tipo Z.

• La taquilla ofertada cumple las condiciones especificadas.

Bancadas 3 plazas.

• La bancada ofertada cumple las condiciones especificadas.

Bancadas 4 plazas.

• La bancada ofertada cumple las condiciones especificadas.

Cajonera 3 cajones y llave.

• La cajonera ofertada cumple las condiciones especificadas.

Cortinas de separación techo.

• La cortina ofertada cumple las condiciones especificadas.

Mesa baja para sala estar 80X80.

• La mesa ofertada cumple las condiciones especificadas.

Mesa baja sala de espera.

• La mesa ofertada cumple las condiciones especificadas.

Mesa de despacho sin ala 140X80.

• La mesa ofertada cumple las condiciones especificadas.

Mesa de despacho sin ala 160X80.

• La mesa ofertada cumple las condiciones especificadas.

Mesa con tercer plano horizontal y cajonera.

• La mesa ofertada cumple las condiciones especificadas.

Mostrador en "L" para información.

• El mostrador ofertado cumple las condiciones especificadas.

Mesa de despacho con ala.

• La mesa ofertada cumple las condiciones especificadas.

Mesa de trabajo de 3 X 1,5 m.

• No describe características específicas.

Mesa auxiliar 50X70.

• No describe características específicas.

Mesa redonda 120 cm de diámetro.

• La mesa ofertada cumple las condiciones especificadas.

Mesa sala reuniones 360x120

• La mesa ofertada cumple las condiciones especificadas.

Mesa sala reuniones 220x110

• La mesa ofertada cumple las condiciones especificadas.

Mobiliario de cocina para estar y preparación.

• No describe características específicas.

Papelera de cilindro.
• La papelera ofertada cumple las condiciones especificadas.
Perchero 3 colgadores de cilindro.
• No describe características específicas.
Silla de oficina giratoria.
• La silla ofertada cumple las condiciones especificadas.
Silla de oficina giratoria con reposacabezas.
• La silla ofertada cumple las condiciones especificadas.
Silla confidente.
• La silla ofertada cumple las condiciones especificadas.
Silla confidente polipropileno.
• La silla ofertada cumple las condiciones especificadas.
Banco vestuario.
• El banco de vestuario ofertado cumple las condiciones especificadas.
Banco vestuario 60X48X35.
• El banco de vestuario ofertado cumple las condiciones especificadas.
Silla con brazo-pala en polipropileno.
• La silla ofertada cumple las condiciones especificadas.
Taburete fijo para cabina.
• El taburete ofertado cumple las condiciones especificadas.
Taburete hidraúlico con ruedas y respaldo.
• El taburete ofertado cumple las condiciones especificadas.
Taburete reposapiés fijo.
• El taburete ofertado cumple las condiciones especificadas.
Escalera 3 peldaños.
• La escalera ofertada cumple las condiciones especificadas.
Transpaleta manual.
• La transpaleta ofertada cumple las condiciones especificadas.
Cama dormitorio guardia.
• La cama ofertada cumple las condiciones especificadas.
Estantería de almacén.
• La estantería ofertada cumple las condiciones especificadas.
Estantería gran volumen para fungible.
• La estantería ofertada cumple las condiciones especificadas.
Armario cerrado para material estéril.
• No describe características específicas.

Esta oferta cumple las prescripciones técnicas establecidas en el PPT. Los elementos ofertados no incorporan características que aporten valor añadido.

Calificación: 26,1

4. RESUMEN OFERTAS VALORADAS.

4. RESUMEN OFERTAS VALORADAS.

Lote 1. Mobiliario clínico

Empresa licitadora	Puntuación Criterios NO Automáticos
EL CORTE INGLÉS, S.A.	44,0
INDUSTRIAS HIDRAÚLICAS PARDO, S.L.	35,5
KALDEVI INGENIERÍA GERÍATRICA.	17,5
MOMO ART INTERIORISMO, S.L.	44,0

Lote 2. Sillas de ruedas.

Empresa licitadora	Puntuación Criterios NO Automáticos
MOMO ART INTERIORISMO, S.L.	48

Lote 3. Mobiliario general.

Empresa licitadora	Puntuación Criterios NO Automáticos
EL CORTE INGLÉS, S.A.	41,2
INDUSTRIAS HIDRAÚLICAS PARDO, S.L.	43,3
OFINET	47,7
DICODE	26,1

Sevilla, 4 de abril de 2019

Responsable de SSGG Agencia Pública HCS

Fdo. Rafael Casañas Ávila.

Técnico de Función Administrativa.

Fdo. Tatiana Garzón Benavides.

Técnico de Función Administrativa.

Fdo. María Dolores Pachón Ríos.

Técnico de Función Administrativa

Fdo. Francisco Castaño García.