**PLS:** **CORDOBA**

**OBJETO DEL CONTRATO:** **MATERIAL ESPECÍFICO ORL**

**Nº de EXPEDIENTE:** **PAAM 51/18**

| Agr | Lote | Clasificación | GC | Denominación | UdsLic | %iva | PreLicSinIVA | PreLicIVA | Proveedor | Var | Referencia | **INFORME TECNICO** | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SU.PC.SANI.01.17.01.000012 | C47743 | CANULA TRAQUEOTOMIA PLASTICO REFORZADA FIJACION VARIABLE C/ BALON-Nº de camisas:0Tamaño:7.0Balón de baja presión:si | 20 | 10% | 29,000000 | 31,900000 | NEOMEDIC, S.A | | CIP: 100090866642 / REF: 17503-07 | El sistema de fijación es mas estable, mas ergonómico y con sistema de rosca que lo hace secillo y efectivo. Lleva sonda que sirve de guía semirígida | 20 |
| 1 | 1 | SU.PC.SANI.01.17.01.000012 | C47743 | CANULA TRAQUEOTOMIA PLASTICO REFORZADA FIJACION VARIABLE C/ BALON-Nº de camisas:0Tamaño:7.0Balón de baja presión:si | 20 | 10% | 29,000000 | 31,900000 | TELEFLEX MEDICAL, S.A.U. | | CIP: 100001503495 / REF: 120504-000070 | Oferta inadecuada. Muy corta y sin guia para su introducción, por lo que no es válida para el uso al que va destinada | 5 |
| 1 | 1 | SU.PC.SANI.01.17.01.000012 | C47743 | CANULA TRAQUEOTOMIA PLASTICO REFORZADA FIJACION VARIABLE C/ BALON-Nº de camisas:0Tamaño:7.0Balón de baja presión:si | 20 | 10% | 29,000000 | 31,900000 | IZASA HOSPITAL, S.A.U | | CIP: 100011377321 / REF: 451-07 | El sistema de fijación de lazada al cuello es mas inestable y la fijación de la cánula es más rigida lo que la hace más dificil de manipular | 13 |
| 1 | 2 | SU.PC.SANI.01.17.01.000012 | C23717 | CANULA TRAQUEOTOMIA PLASTICO REFORZADA FIJACION VARIABLE C/ BALON-Nº de camisas:0Tamaño:8.0Balón de baja presión:si | 20 | 10% | 29,000000 | 31,900000 | NEOMEDIC, S.A | | CIP: 100090859075 / REF: 17503-08 | El sistema de fijación es mas estable, mas ergonómico y con sistema de rosca que lo hace secillo y efectivo. Lleva sonda que sirve de guía semirígida | 20 |
| 1 | 2 | SU.PC.SANI.01.17.01.000012 | C23717 | CANULA TRAQUEOTOMIA PLASTICO REFORZADA FIJACION VARIABLE C/ BALON-Nº de camisas:0Tamaño:8.0Balón de baja presión:si | 20 | 10% | 29,000000 | 31,900000 | TELEFLEX MEDICAL, S.A.U. | | CIP: 100001503596 / REF: 120504-000080 | Oferta inadecuada. Muy corta y sin guia para su introducción, por lo que no es válida para el uso al que va destinada | 5 |
| 1 | 2 | SU.PC.SANI.01.17.01.000012 | C23717 | CANULA TRAQUEOTOMIA PLASTICO REFORZADA FIJACION VARIABLE C/ BALON-Nº de camisas:0Tamaño:8.0Balón de baja presión:si | 20 | 10% | 29,000000 | 31,900000 | IZASA HOSPITAL, S.A.U | | CIP: 100011377422 / REF: 451-08 | El sistema de fijación de lazada al cuello es mas inestable y la fijación de la cánula es más rigida lo que la hace más dificil de manipular | 13 |
| 2 | 3 | SU.PC.SANI.01.17.01.200001 | D59367 | CANULA TRAQUEOTOMIA PLASTICO S/CANULA INTERNA S/ BALON-Nº de camisas:0Tamaño:5.0Balón de baja presión:no | 10 | 10% | 11,140000 | 12,254000 | NEOMEDIC, S.A | | CIP: 100087972004 / REF: 18560-05 | Muy buena oferta para el uso al que va destinado. Posee guia lo que confiere seguridad en su introducción | 20 |
| 2 | 3 | SU.PC.SANI.01.17.01.200001 | D59367 | CANULA TRAQUEOTOMIA PLASTICO S/CANULA INTERNA S/ BALON-Nº de camisas:0Tamaño:5.0Balón de baja presión:no | 10 | 10% | 11,140000 | 12,254000 | TELEFLEX MEDICAL, S.A.U. | | CIP: 100001517830 / REF: 121710-000050 | Buena oferta para el uso al que va destinado.No dispone de guia | 13 |
| 2 | 4 | SU.PC.SANI.01.17.01.200001 | D59371 | CANULA TRAQUEOTOMIA PLASTICO S/CANULA INTERNA S/ BALON-Nº de camisas:0Tamaño:5.5Balón de baja presión:no | 280 | 10% | 11,140000 | 12,254000 | NEOMEDIC, S.A | | CIP: 100087971791 / REF: 18560-055 | Muy buena oferta para el uso al que va destinado. Posee guia lo que confiere seguridad en su introducción | 20 |
| 2 | 4 | SU.PC.SANI.01.17.01.200001 | D59371 | CANULA TRAQUEOTOMIA PLASTICO S/CANULA INTERNA S/ BALON-Nº de camisas:0Tamaño:5.5Balón de baja presión:no | 280 | 10% | 11,140000 | 12,254000 | TELEFLEX MEDICAL, S.A.U. | | CIP: 100001517133 / REF: 121710-000055 | Buena oferta para el uso al que va destinado.No dispone de guia | 13 |

| Agr | Lote | Clasificación | GC | Denominación | UdsLic | %iva | PreLicSinIVA | PreLicIVA | Proveedor | Var | Referencia | **INFORME TECNICO** | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | SU.PC.SANI.01.17.01.200001 | E80701 | CANULA TRAQUEOTOMIA PLASTICO S/CANULA INTERNA S/ BALON-Nº de camisas:0Tamaño:6.0Balón de baja presión:no | 10 | 10% | 45,000000 | 49,500000 | NEOMEDIC, S.A | | CIP: 100087971892 / REF: 18560-060 | Muy buena oferta para el uso al que va destinado. Posee guia lo que confiere seguridad en su introducción | 20 |
| 2 | 5 | SU.PC.SANI.01.17.01.200001 | E80701 | CANULA TRAQUEOTOMIA PLASTICO S/CANULA INTERNA S/ BALON-Nº de camisas:0Tamaño:6.0Balón de baja presión:no | 10 | 10% | 45,000000 | 49,500000 | TELEFLEX MEDICAL, S.A.U. | | CIP: 100001517234 REF: 121710-000060 | Buena oferta para el uso al que va destinado.No dispone de guia | 13 |
| 2 | 6 | SU.PC.SANI.01.17.01.200001 | E80699 | CANULA TRAQUEOTOMIA PLASTICO S/CANULA INTERNA S/ BALON-Nº de camisas:0Tamaño:7.0Balón de baja presión:no | 10 | 10% | 45,000000 | 49,500000 | NEOMEDIC, S.A | | CIP: 100087972105 / REF: 18560-07 | Muy buena oferta para el uso al que va destinado. Posee guia lo que confiere seguridad en su introducción | 20 |
| 2 | 6 | SU.PC.SANI.01.17.01.200001 | E80699 | CANULA TRAQUEOTOMIA PLASTICO S/CANULA INTERNA S/ BALON-Nº de camisas:0Tamaño:7.0Balón de baja presión:no | 10 | 10% | 45,000000 | 49,500000 | TELEFLEX MEDICAL, S.A.U. | | CIP: 100001517335 / REF: 121710-000070 | Buena oferta para el uso al que va destinado.No dispone de guia | 13 |
| 2 | 7 | SU.PC.SANI.01.17.01.200001 | E80702 | CANULA TRAQUEOTOMIA PLASTICO S/CANULA INTERNA S/ BALON-Nº de camisas:0Tamaño:8.0Balón de baja presión:no | 100 | 10% | 45,000000 | 49,500000 | NEOMEDIC, S.A | | CIP: 100087972408 / REF: 18560-08 | Muy buena oferta para el uso al que va destinado. Posee guia lo que confiere seguridad en su introducción | 20 |
| 2 | 7 | SU.PC.SANI.01.17.01.200001 | E80702 | CANULA TRAQUEOTOMIA PLASTICO S/CANULA INTERNA S/ BALON-Nº de camisas:0Tamaño:8.0Balón de baja presión:no | 100 | 10% | 45,000000 | 49,500000 | TELEFLEX MEDICAL, S.A.U. | | CIP: 100001517436 / REF: 121710-000080 | Buena oferta para el uso al que va destinado.No dispone de guia | 13 |
| 3 | 8 | SU.PC.SANI.01.17.01.208000 | D59381 | CANULA TRAQUEOTOMIA PLASTICO S/CANULA INTERNA C/ BALON-Nº de camisas:0Tamaño:7.5Balón de baja presión:si | 30 | 10% | 19,900000 | 21,890000 | SMITHS MEDICAL ESPAÑA, S.R.L. | | CIP: 100095149807 / REF: 100/800/075CZ | Muy buena oferta. Cumple todos los requerimientos tecnicos y es muy adecuada para el uso al que va destinado | 20 |
| 3 | 8 | SU.PC.SANI.01.17.01.208000 | D59381 | CANULA TRAQUEOTOMIA PLASTICO S/CANULA INTERNA C/ BALON-Nº de camisas:0Tamaño:7.5Balón de baja presión:si | 30 | 10% | 19,900000 | 21,890000 | NEOMEDIC, S.A | | CIP: 100090861399 / REF: 18920-075 | Muy buena oferta. Cumple todos los requerimientos tecnicos y es muy adecuada para el uso al que va destinado | 20 |
| 3 | 8 | SU.PC.SANI.01.17.01.208000 | D59381 | CANULA TRAQUEOTOMIA PLASTICO S/CANULA INTERNA C/ BALON-Nº de camisas:0Tamaño:7.5Balón de baja presión:si | 30 | 10% | 19,900000 | 21,890000 | MEDTRONIC IBERICA, S.A. | | CIP: 100002881909 / REF: 138-75 | Muy buena oferta. Cumple todos los requerimientos tecnicos y es muy adecuada para el uso al que va destinado | 20 |
| 3 | 8 | SU.PC.SANI.01.17.01.208000 | D59381 | CANULA TRAQUEOTOMIA PLASTICO S/CANULA INTERNA C/ BALON-Nº de camisas:0Tamaño:7.5Balón de baja presión:si | 30 | 10% | 19,900000 | 21,890000 | TELEFLEX MEDICAL, S.A.U. | | CIP: 100001488332 / REF: 121610-000075 | Muy buena oferta. Cumple todos los requerimientos tecnicos y es muy adecuada para el uso al que va destinado | 20 |
| 3 | 9 | SU.PC.SANI.01.17.01.208000 | D59386 | CANULA TRAQUEOTOMIA PLASTICO S/CANULA INTERNA C/ BALON-Nº de camisas:0Tamaño:9.0Balón de baja presión:si | 10 | 10% | 19,900000 | 21,890000 | SMITHS MEDICAL ESPAÑA, S.R.L. | | CIP: 100095149908 / REF: 100/800/090CZ | Muy buena oferta. Cumple todos los requerimientos tecnicos y es muy adecuada para el uso al que va destinado | 20 |
| 3 | 9 | SU.PC.SANI.01.17.01.208000 | D59386 | CANULA TRAQUEOTOMIA PLASTICO S/CANULA INTERNA C/ BALON-Nº de camisas:0Tamaño:9.0Balón de baja presión:si | 10 | 10% | 19,900000 | 21,890000 | NEOMEDIC, S.A | | CIP: 100090853015/ REF: 18920-09 | Muy buena oferta. Cumple todos los requerimientos tecnicos y es muy adecuada para el uso al que va destinado | 20 |
| 3 | 9 | SU.PC.SANI.01.17.01.208000 | D59386 | CANULA TRAQUEOTOMIA PLASTICO S/CANULA INTERNA C/ BALON-Nº de camisas:0Tamaño:9.0Balón de baja presión:si | 10 | 10% | 19,900000 | 21,890000 | MEDTRONIC IBERICA, S.A. | | CIP: 100002881606/ REF: 138-90 | Muy buena oferta. Cumple todos los requerimientos tecnicos y es muy adecuada para el uso al que va destinado | 20 |

| Agr | Lote | Clasificación | GC | Denominación | UdsLic | %iva | PreLicSinIVA | PreLicIVA | Proveedor | Var | Referencia | **INFORME TECNICO** | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 9 | SU.PC.SANI.01.17.01.208000 | D59386 | CANULA TRAQUEOTOMIA PLASTICO S/CANULA INTERNA C/ BALON-Nº de camisas:0Tamaño:9.0Balón de baja presión:si | 10 | 10% | 19,900000 | 21,890000 | TELEFLEX MEDICAL, S.A.U. | | CIP: 100001081827/ REF: 121610-000090 | Muy buena oferta. Cumple todos los requerimientos tecnicos y es muy adecuada para el uso al que va destinado | 20 |
| 4 | 10 | SU.PC.SANI.01.17.01.500001 | C23712 | CANULA TRAQUEOTOMIA PLASTICO/ PEDIATRICA S/ BALON-Nº de camisas:0Tamaño:4.0Balón de baja presión:no | 60 | 10% | 19,000000 | 20,900000 | SMITHS MEDICAL ESPAÑA, S.R.L. | | CIP: 100001507930 / REF: 100/506/040 | Oferta inadecuada al no disponer de guia para su introducción que es imprescindible en pacientes pediatricos | 5 |
| 4 | 10 | SU.PC.SANI.01.17.01.500001 | C23712 | CANULA TRAQUEOTOMIA PLASTICO/ PEDIATRICA S/ BALON-Nº de camisas:0Tamaño:4.0Balón de baja presión:no | 60 | 10% | 19,000000 | 20,900000 | NEOMEDIC, S.A | | CIP: 100129193271/ REF: 18560-04 | No es posible su valoración al no presentar muestra, siendo obligada su presentación | - |
| 4 | 10 | SU.PC.SANI.01.17.01.500001 | C23712 | CANULA TRAQUEOTOMIA PLASTICO/ PEDIATRICA S/ BALON-Nº de camisas:0Tamaño:4.0Balón de baja presión:no | 60 | 10% | 19,000000 | 20,900000 | MEDTRONIC IBERICA, S.A. | | CIP: 100099575309 REF: 4.0PED | Muy buena oferta. Cumple todos los requerimientos tecnicos y es muy adecuada para el uso al que va destinado | 20 |
| 4 | 10 | SU.PC.SANI.01.17.01.500001 | C23712 | CANULA TRAQUEOTOMIA PLASTICO/ PEDIATRICA S/ BALON-Nº de camisas:0Tamaño:4.0Balón de baja presión:no | 60 | 10% | 19,000000 | 20,900000 | IZASA HOSPITAL, S.A.U | | CIP: 100001510961 REF: 355-4.0 | Muy buena oferta. Cumple todos los requerimientos tecnicos y es muy adecuada para el uso al que va destinado | 20 |
| 4 | 11 | SU.PC.SANI.01.17.01.500001 | C23716 | CANULA TRAQUEOTOMIA PLASTICO/ PEDIATRICA S/ BALON-Nº de camisas:0Tamaño:4.5Balón de baja presión:no | 100 | 10% | 19,000000 | 20,900000 | SMITHS MEDICAL ESPAÑA, S.R.L. | | CIP: 100001508041 / REF: 100/506/045 | Oferta inadecuada al no disponer de guia para su introducción que es imprescindible en pacientes pediatricos | 5 |
| 4 | 11 | SU.PC.SANI.01.17.01.500001 | C23716 | CANULA TRAQUEOTOMIA PLASTICO/ PEDIATRICA S/ BALON-Nº de camisas:0Tamaño:4.5Balón de baja presión:no | 100 | 10% | 19,000000 | 20,900000 | NEOMEDIC, S.A | | CIP: 100129193372/ REF: 18560-045 | No es posible su valoración al no presentar muestra, sinedo obligada su presentación | - |
| 4 | 11 | SU.PC.SANI.01.17.01.500001 | C23716 | CANULA TRAQUEOTOMIA PLASTICO/ PEDIATRICA S/ BALON-Nº de camisas:0Tamaño:4.5Balón de baja presión:no | 100 | 10% | 19,000000 | 20,900000 | MEDTRONIC IBERICA, S.A. | | CIP: 100099144952/ REF: 4.5PED | Muy buena oferta. Cumple todos los requerimientos tecnicos y es muy adecuada para el uso al que va destinado | 20 |
| 4 | 11 | SU.PC.SANI.01.17.01.500001 | C23716 | CANULA TRAQUEOTOMIA PLASTICO/ PEDIATRICA S/ BALON-Nº de camisas:0Tamaño:4.5Balón de baja presión:no | 100 | 10% | 19,000000 | 20,900000 | IZASA HOSPITAL, S.A.U | | CIP: 100129882937/ REF: 355-4.5 | Muy buena oferta. Cumple todos los requerimientos tecnicos y es muy adecuada para el uso al que va destinado | 20 |
| 4 | 12 | SU.PC.SANI.01.17.01.500001 | B61220 | CANULA TRAQUEOTOMIA PLASTICO/ PEDIATRICA S/ BALON-Nº de camisas:0Tamaño:5.0Balón de baja presión:no | 20 | 10% | 19,000000 | 20,900000 | SMITHS MEDICAL ESPAÑA, S.R.L. | | CIP: 100001508142 / REF: 100/506/050 | Oferta inadecuada al no disponer de guia para su introducción que es imprescindible en pacientes pediatricos | 5 |
| 4 | 12 | SU.PC.SANI.01.17.01.500001 | B61220 | CANULA TRAQUEOTOMIA PLASTICO/ PEDIATRICA S/ BALON-Nº de camisas:0Tamaño:5.0Balón de baja presión:no | 20 | 10% | 19,000000 | 20,900000 | NEOMEDIC, S.A | | CIP: 100129193473/ REF: 18560-05 | No es posible su valoración al no presentar muestra, sinedo obligada su presentación | - |
| 4 | 12 | SU.PC.SANI.01.17.01.500001 | B61220 | CANULA TRAQUEOTOMIA PLASTICO/ PEDIATRICA S/ BALON-Nº de camisas:0Tamaño:5.0Balón de baja presión:no | 20 | 10% | 19,000000 | 20,900000 | MEDTRONIC IBERICA, S.A. | | CIP: 100099575400/ REF: 5.0PED | Muy buena oferta. Cumple todos los requerimientos tecnicos y es muy adecuada para el uso al que va destinado | 20 |

| Agr | Lote | Clasificación | GC | Denominación | UdsLic | %iva | PreLicSinIVA | PreLicIVA | Proveedor | Var | Referencia | **INFORME TECNICO** | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 12 | SU.PC.SANI.01.17.01.50 0001 | B61220 | CANULA TRAQUEOTOMIA PLASTICO/ PEDIATRICA S/ BALON-Nº de camisas:0Tamaño:5.0Balón de baja presión:no | 20 | 10% | 19,000000 | 20,900000 | IZASA HOSPITAL, S.A.U | | CIP:100001510567/ REF: 355-5.0 | Muy buena oferta. Cumple todos los requerimientos tecnicos y es muy adecuada para el uso al que va destinado | 20 |
| 5 | 13 | SU.PC.SANI.01.17.01.50 0004 | C23699 | CANULA TRAQUEOTOMIA PLASTICO/ ADULTO C/ BALON C/CANULA INTERNA-Nº de camisas:1Tamaño:6.0Balón de baja presión:si | 220 | 10% | 24,000000 | 26,400000 | NEOMEDIC, S.A | | CIP: 100129203080/ REF: 18922-06 | Muy buena oferta. Cumple todos los requerimientos tecnicos y es muy adecuada para el uso al que va destinado | 20 |
| 5 | 13 | SU.PC.SANI.01.17.01.50 0004 | C23699 | CANULA TRAQUEOTOMIA PLASTICO/ ADULTO C/ BALON C/CANULA INTERNA-Nº de camisas:1Tamaño:6.0Balón de baja presión:si | 220 | 10% | 24,000000 | 26,400000 | MEDTRONIC IBERICA, S.A. | | CIP: 100001511375/ REF: 6LPC | Muy buena oferta. Cumple todos los requerimientos tecnicos y es muy adecuada para el uso al que va destinado | 20 |
| 5 | 13 | SU.PC.SANI.01.17.01.50 0004 | C23699 | CANULA TRAQUEOTOMIA PLASTICO/ ADULTO C/ BALON C/CANULA INTERNA-Nº de camisas:1Tamaño:6.0Balón de baja presión:si | 220 | 10% | 24,000000 | 26,400000 | IZASA HOSPITAL, S.A.U | | CIP: 100022596142/ REF: 306-06 | La cánula externa de aspiración es poco útil. El sistema de fijación al cuello es inestable y no se adapta bien a la cánula | 7 |
| 5 | 14 | SU.PC.SANI.01.17.01.50 0004 | C31594 | CANULA TRAQUEOTOMIA PLASTICO/ ADULTO C/ BALON C/CANULA INTERNA-Nº de camisas:1Tamaño:8.0Balón de baja presión:si | 220 | 10% | 24,000000 | 26,400000 | NEOMEDIC, S.A | | CIP: 100129193574/ REF: 18922-08 | Muy buena oferta. Cumple todos los requerimientos tecnicos y es muy adecuada para el uso al que va destinado | 20 |
| 5 | 14 | SU.PC.SANI.01.17.01.50 0004 | C31594 | CANULA TRAQUEOTOMIA PLASTICO/ ADULTO C/ BALON C/CANULA INTERNA-Nº de camisas:1Tamaño:8.0Balón de baja presión:si | 220 | 10% | 24,000000 | 26,400000 | MEDTRONIC IBERICA, S.A. | | CIP: 100001511274/ REF: 8LPC | Muy buena oferta. Cumple todos los requerimientos tecnicos y es muy adecuada para el uso al que va destinado | 20 |
| 5 | 14 | SU.PC.SANI.01.17.01.50 0004 | C31594 | CANULA TRAQUEOTOMIA PLASTICO/ ADULTO C/ BALON C/CANULA INTERNA-Nº de camisas:1Tamaño:8.0Balón de baja presión:si | 220 | 10% | 24,000000 | 26,400000 | IZASA HOSPITAL, S.A.U | | CIP: 100022596344/ REF: 306-08 | La cánula externa de aspiración es poco útil. El sistema de fijación al cuello es inestable y no se adapta bien a la cánula | 7 |
| 6 | 15 | SU.PC.SANI.01.17.01.50 0004 | B42840 | CANULA TRAQUEOTOMIA PLASTICO/ ADULTO C/ BALON C/CANULA INTERNA-Nº de camisas:2Tamaño:6.0Balón de baja presión:si | 20 | 10% | 29,625000 | 32,587500 | SMITHS MEDICAL ESPAÑA, S.R.L. | | CIP: 100095150010 / REF: 100/810/060CZ | Muy buena oferta. Cumple todos los requerimientos tecnicos y es muy adecuada para el uso al que va destinado | 20 |
| 6 | 15 | SU.PC.SANI.01.17.01.50 0004 | B42840 | CANULA TRAQUEOTOMIA PLASTICO/ ADULTO C/ BALON C/CANULA INTERNA-Nº de camisas:2Tamaño:6.0Balón de baja presión:si | 20 | 10% | 29,625000 | 32,587500 | MEDTRONIC IBERICA, S.A. | | CIP: 100002890495 / REF: 6DCT | No cumple las prescripciones técnicas solicitadas porque solo dispone de una camisa. De hecho esta oferta está situada en el GC C23699( CANULA TRAQUEOTOMIA PLASTICO/ ADULTO C/ BALON C/CANULA INTERNA-Nº de camisas:1;Tamaño:6.0;Balón de baja presión:si;) | 0 |

| Agr | Lote | Clasificación | GC | Denominación | UdsLic | %iva | PreLicSinIVA | PreLicIVA | Proveedor | Var | Referencia | **INFORME TECNICO** | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 15 | SU.PC.SANI.01.17.01.500004 | B42840 | CANULA TRAQUEOTOMIA PLASTICO/ ADULTO C/ BALON C/CANULA INTERNA-Nº de camisas:2Tamaño:6.0Balón de baja presión:si | 20 | 10% | 29,625000 | 32,587500 | TELEFLEX MEDICAL, S.A.U. | | CIP: 100022609880 / REF: 121303-000060 | Las canulas internas son de un material excesivamente blando. El obturador es de goma, lo que va a dificultar su extracción. | 7 |
| 6 | 16 | SU.PC.SANI.01.17.01.500004 | B79980 | CANULA TRAQUEOTOMIA PLASTICO/ ADULTO C/ BALON C/CANULA INTERNA-Nº de camisas:2Tamaño:7.0Balón de baja presión:si | 80 | 10% | 29,625000 | 32,587500 | SMITHS MEDICAL ESPAÑA, S.R.L. | | CIP: 100095150111 / REF: 100/810/070CZ | Muy buena oferta. Cumple todos los requerimientos tecnicos y es muy adecuada para el uso al que va destinado | 20 |
| 6 | 16 | SU.PC.SANI.01.17.01.500004 | B79980 | CANULA TRAQUEOTOMIA PLASTICO/ ADULTO C/ BALON C/CANULA INTERNA-Nº de camisas:2Tamaño:7.0Balón de baja presión:si | 80 | 10% | 29,625000 | 32,587500 | MEDTRONIC IBERICA, S.A. | | CIP: 100129374805 / REF: 5CN70R | No cumple las prescripciones técnicas solicitadas en todos los lotes de la agrupacion | - |
| 6 | 16 | SU.PC.SANI.01.17.01.500004 | B79980 | CANULA TRAQUEOTOMIA PLASTICO/ ADULTO C/ BALON C/CANULA INTERNA-Nº de camisas:2Tamaño:7.0Balón de baja presión:si | 80 | 10% | 29,625000 | 32,587500 | TELEFLEX MEDICAL, S.A.U. | | CIP: 100022610093 / REF: 121303-000070 | Las canulas internas son de un material excesivamente blando. El obturador es de goma, lo que va a dificultar su extracción. | 7 |
| 6 | 17 | SU.PC.SANI.01.17.01.500004 | B57714 | CANULA TRAQUEOTOMIA PLASTICO/ ADULTO C/ BALON C/CANULA INTERNA-Nº de camisas:2Tamaño:8.0Balón de baja presión:si | 90 | 10% | 29,625000 | 32,587500 | SMITHS MEDICAL ESPAÑA, S.R.L. | | CIP: 100095150212 / REF: 100/810/080CZ | Muy buena oferta. Cumple todos los requerimientos tecnicos y es muy adecuada para el uso al que va destinado | 20 |
| 6 | 17 | SU.PC.SANI.01.17.01.500004 | B57714 | CANULA TRAQUEOTOMIA PLASTICO/ ADULTO C/ BALON C/CANULA INTERNA-Nº de camisas:2Tamaño:8.0Balón de baja presión:si | 90 | 10% | 29,625000 | 32,587500 | MEDTRONIC IBERICA, S.A. | | CIP: 100127375310 / REF: 7CN80R | No cumple las prescripciones técnicas solicitadas en todos los lotes de la agrupacion | - |
| 6 | 17 | SU.PC.SANI.01.17.01.500004 | B57714 | CANULA TRAQUEOTOMIA PLASTICO/ ADULTO C/ BALON C/CANULA INTERNA-Nº de camisas:2Tamaño:8.0Balón de baja presión:si | 90 | 10% | 29,625000 | 32,587500 | TELEFLEX MEDICAL, S.A.U. | | CIP: 100022610295 / REF: 121303-000080 | Las canulas internas son de un material excesivamente blando. El obturador es de goma, lo que va a dificultar su extracción. | 7 |
| 6 | 18 | SU.PC.SANI.01.17.01.500004 | C43614 | CANULA TRAQUEOTOMIA PLASTICO/ ADULTO C/ BALON C/CANULA INTERNA-Nº de camisas:2Tamaño:8.5Balón de baja presión:si | 10 | 10% | 29,625000 | 32,587500 | SMITHS MEDICAL ESPAÑA, S.R.L. | | CIP: 100095150313 / REF: 100/810/085CZ | Muy buena oferta. Cumple todos los requerimientos tecnicos y es muy adecuada para el uso al que va destinado | 20 |
| 6 | 18 | SU.PC.SANI.01.17.01.500004 | C43614 | CANULA TRAQUEOTOMIA PLASTICO/ ADULTO C/ BALON C/CANULA INTERNA-Nº de camisas:2Tamaño:8.5Balón de baja presión:si | 10 | 10% | 29,625000 | 32,587500 | MEDTRONIC IBERICA, S.A. | | CIP: 100129375714 / REF: 8CN85R | No cumple las prescripciones técnicas solicitadas en todos los lotes de la agrupacion | - |
| 6 | 18 | SU.PC.SANI.01.17.01.500004 | C43614 | CANULA TRAQUEOTOMIA PLASTICO/ ADULTO C/ BALON C/CANULA INTERNA-Nº de camisas:2Tamaño:8.5Balón de baja presión:si | 10 | 10% | 29,625000 | 32,587500 | TELEFLEX MEDICAL, S.A.U. | | CIP: 100022610396 / REF: 121303-000085 | Las canulas internas son de un material excesivamente blando. El obturador es de goma, lo que va a dificultar su extracción. | 7 |

| Agr | Lote | Clasificación | GC | Denominación | UdsLic | %iva | PreLicSinIVA | PreLicIVA | Proveedor | Var | Referencia | **INFORME TECNICO** | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 19 | SU.PC.SANI.01.17.01.50 0004 | B42709 | CANULA TRAQUEOTOMIA PLASTICO/ ADULTO C/ BALON C/CANULA INTERNA-Nº de camisas:2Tamaño:9.0Balón de baja presión:si | 20 | 10% | 29,625000 | 32,587500 | SMITHS MEDICAL ESPAÑA, S.R.L. | | CIP: 100095150414 / REF: 100/810/090CZ | Muy buena oferta. Cumple todos los requerimientos tecnicos y es muy adecuada para el uso al que va destinado | 20 |
| 6 | 19 | SU.PC.SANI.01.17.01.50 0004 | B42709 | CANULA TRAQUEOTOMIA PLASTICO/ ADULTO C/ BALON C/CANULA INTERNA-Nº de camisas:2Tamaño:9.0Balón de baja presión:si | 20 | 10% | 29,625000 | 32,587500 | MEDTRONIC IBERICA, S.A. | | CIP: 100129375916 / REF: 9CN90R | No cumple las prescripciones técnicas solicitadas en todos los lotes de la agrupacion | - |
| 6 | 19 | SU.PC.SANI.01.17.01.50 0004 | B42709 | CANULA TRAQUEOTOMIA PLASTICO/ ADULTO C/ BALON C/CANULA INTERNA-Nº de camisas:2Tamaño:9.0Balón de baja presión:si | 20 | 10% | 29,625000 | 32,587500 | TELEFLEX MEDICAL, S.A.U. | | CIP: 100022610497 / REF: 121303000090 | Las canulas internas son de un material excesivamente blando. El obturador es de goma, lo que va a dificultar su extracción. | 7 |
| 7 | 20 | SU.PC.SANI.01.17.01.50 0005 | C38301 | CANULA TRAQUEOTOMIA PLASTICO/ PEDIATRICA C/ BALON-Nº de camisas:0Tamaño:4.0Balón de baja presión:si | 80 | 10% | 37,700000 | 41,470000 | NEOMEDIC, S.A | | CIP: 100129195594/ REF: 18920-04 | Oferta apta.Placa de fijación al cuello mas aparatoso y menos anatomico y por tanto mas incómodo para el paciente. Material menos flexible. Guia más rígida lo que dificulta su introducción | 7 |
| 7 | 20 | SU.PC.SANI.01.17.01.50 0005 | C38301 | CANULA TRAQUEOTOMIA PLASTICO/ PEDIATRICA C/ BALON-Nº de camisas:0Tamaño:4.0Balón de baja presión:si | 80 | 10% | 37,700000 | 41,470000 | MEDTRONIC IBERICA, S.A. | | CIP: 100099595705/ REF: 4.0PDC | Muy buena oferta. Cumple todos los requerimientos tecnicos y es muy adecuada para el uso al que va destinado | 20 |
| 7 | 21 | SU.PC.SANI.01.17.01.50 0005 | C23780 | CANULA TRAQUEOTOMIA PLASTICO/ PEDIATRICA C/ BALON-Nº de camisas:0Tamaño:4.5Balón de baja presión:si | 40 | 10% | 37,700000 | 41,470000 | NEOMEDIC, S.A | | CIP: 100129195998/ REF: 18920-045 | Oferta apta.Placa de fijación al cuello mas aparatoso y menos anatomico y por tanto mas incómodo para el paciente. Material menos flexible. Guia más rígida lo que dificulta su introducción | 7 |
| 7 | 21 | SU.PC.SANI.01.17.01.50 0005 | C23780 | CANULA TRAQUEOTOMIA PLASTICO/ PEDIATRICA C/ BALON-Nº de camisas:0Tamaño:4.5Balón de baja presión:si | 40 | 10% | 37,700000 | 41,470000 | MEDTRONIC IBERICA, S.A. | | CIP: 100099595806/ REF: 4.5PDC | Muy buena oferta. Cumple todos los requerimientos tecnicos y es muy adecuada para el uso al que va destinado | 20 |
| 7 | 22 | SU.PC.SANI.01.17.01.50 0005 | C42353 | CANULA TRAQUEOTOMIA PLASTICO/ PEDIATRICA C/ BALON-Nº de camisas:0Tamaño:5.0Balón de baja presión:si | 30 | 10% | 37,700000 | 41,470000 | NEOMEDIC, S.A | | CIP: 100129196100/ REF: 18920-05 | Oferta apta.Placa de fijación al cuello mas aparatoso y menos anatomico y por tanto mas incómodo para el paciente. Material menos flexible. Guia más rígida lo que dificulta su introducción | 7 |
| 7 | 22 | SU.PC.SANI.01.17.01.50 0005 | C42353 | CANULA TRAQUEOTOMIA PLASTICO/ PEDIATRICA C/ BALON-Nº de camisas:0Tamaño:5.0Balón de baja presión:si | 30 | 10% | 37,700000 | 41,470000 | MEDTRONIC IBERICA, S.A. | | CIP: 100001490656/ REF: 5.0PDC | Muy buena oferta. Cumple todos los requerimientos tecnicos y es muy adecuada para el uso al que va destinado | 20 |

| Agr | Lote | Clasificación | GC | Denominación | UdsLic | %iva | PreLicSinIVA | PreLicIVA | Proveedor | Var | Referencia | **INFORME TECNICO** | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 23 | SU.PC.SANI.01.17.01.500005 | C32615 | CANULA TRAQUEOTOMIA PLASTICO/ PEDIATRICA C/ BALON-Nº de camisas:0Tamaño:5.5Balón de baja presión:si | 10 | 10% | 37,700000 | 41,470000 | NEOMEDIC, S.A | | CIP: 100129203686/ REF: 18920-055 | Oferta apta.Placa de fijación al cuello mas aparatoso y menos anatomico y por tanto mas incómodo para el paciente. Material menos flexible. Guia más rígida lo que dificulta su introducción | 7 |
| 7 | 23 | SU.PC.SANI.01.17.01.500005 | C32615 | CANULA TRAQUEOTOMIA PLASTICO/ PEDIATRICA C/ BALON-Nº de camisas:0Tamaño:5.5Balón de baja presión:si | 10 | 10% | 37,700000 | 41,470000 | MEDTRONIC IBERICA, S.A. | | CIP: 100099595907/ REF: 5.5PDC | Muy buena oferta. Cumple todos los requerimientos tecnicos y es muy adecuada para el uso al que va destinado | 20 |
| 8 | 24 | SU.PC.SANI.01.17.02.002000 | B38261 | EQ. TRAQUEOTOMIA POR FIADOR-Diámetro de la cánula:[7-7] | 10 | 10% | 120,000000 | 132,000000 | SMITHS MEDICAL ESPAÑA, S.R.L. | | CIP: 100095149504 / REF: 100/543/070CZ | Muy buena oferta. Cumple todos los requerimientos tecnicos y es muy adecuada para el uso al que va destinado | 20 |
| 8 | 24 | SU.PC.SANI.01.17.02.002000 | B38261 | EQ. TRAQUEOTOMIA POR FIADOR-Diámetro de la cánula:[7-7] | 10 | 10% | 120,000000 | 132,000000 | IZASA HOSPITAL, S.A.U | | CIP: 100011325801 / REF: 626320-07 | El sistema de dilatación es poco preciso. El bisturí no es fijo lo que le resta precisión. La guia de la cánula es muy grueso con lo que es más traumático | 7 |
| 8 | 25 | SU.PC.SANI.01.17.02.002000 | B38327 | EQ. TRAQUEOTOMIA POR FIADOR-Diámetro de la cánula:[8-8] | 150 | 10% | 120,000000 | 132,000000 | SMITHS MEDICAL ESPAÑA, S.R.L. | | CIP: 100095149605 / REF: 100/543/080CZ | Muy buena oferta. Cumple todos los requerimientos tecnicos y es muy adecuada para el uso al que va destinado | 20 |
| 8 | 25 | SU.PC.SANI.01.17.02.002000 | B38327 | EQ. TRAQUEOTOMIA POR FIADOR-Diámetro de la cánula:[8-8] | 150 | 10% | 120,000000 | 132,000000 | IZASA HOSPITAL, S.A.U | | CIP: 100011325902 / REF: 626320-08 | El sistema de dilatación es poco preciso. El bisturí no es fijo lo que le resta precisión. La guia de la cánula es muy grueso con lo que es más traumático | 7 |
| 8 | 26 | SU.PC.SANI.01.17.02.002000 | B39847 | EQ. TRAQUEOTOMIA POR FIADOR-Diámetro de la cánula:[9-9] | 30 | 10% | 120,000000 | 132,000000 | SMITHS MEDICAL ESPAÑA, S.R.L. | | CIP: 100095149706 / REF: 100/543/090CZ | Muy buena oferta. Cumple todos los requerimientos tecnicos y es muy adecuada para el uso al que va destinado | 20 |
| 8 | 26 | SU.PC.SANI.01.17.02.002000 | B39847 | EQ. TRAQUEOTOMIA POR FIADOR-Diámetro de la cánula:[9-9] | 30 | 10% | 120,000000 | 132,000000 | IZASA HOSPITAL, S.A.U | | CIP: 100011326013 / REF: 626320-09 | El sistema de dilatación es poco preciso. El bisturí no es fijo lo que le resta precisión. La guia de la cánula es muy grueso con lo que es más traumático | 7 |
| 9 | 27 | SU.PC.SANI.01.17.20.700000 | C23719 | AGUJA ASPIRACION OTOLOGICA-Longitud:[75-100]Diámetro :[14-14]Tipo de Cánula:recta | 110 | 21% | 2,010000 | 2,432100 | PRIM, S.A. | | CIP: 100014531582 / REF: 74-1240 | Oferta apta pero la aguja es recta por lo que hay que doblarla con la posibilidad de rotura de la aguja. No lleva sistema de aspiración y frenado. No dispone de sistema de conxión a la aspiración | 7 |
| 9 | 27 | SU.PC.SANI.01.17.20.700000 | C23719 | AGUJA ASPIRACION OTOLOGICA-Longitud:[75-100]Diámetro :[14-14]Tipo de Cánula:recta | 110 | 21% | 2,010000 | 2,432100 | TGH ENDOSCOPIA, S.L. | | CIP: 100072032106 / REF: NZ3254 | Muy buena oferta. Cumple todos los requerimientos tecnicos y es muy adecuada para el uso al que va destinado . La aguja ya está doblada por lo que no hay que manipualrla y lleva sistema de aspiración y frenado lo que facilita su uso | 20 |

| Agr | Lote | Clasificación | GC | Denominación | UdsLic | %iva | PreLicSinIVA | PreLicIVA | Proveedor | Var | Referencia | **INFORME TECNICO** | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 28 | SU.PC.SANI.01.17.20.70 0000 | C23720 | AGUJA ASPIRACION OTOLOGICA-Longitud:[75-100]Diámetro :[16-16]Tipo de Cánula:recta | 3.600 | 21% | 2,010000 | 2,432100 | PRIM, S.A. | | CIP: 100014531683 / REF: 74-1241 | Oferta apta pero la aguja es recta por lo que hay que doblarla con la posibilidad de rotura de la aguja. No lleva sistema de aspiración y frenado. No dispone de sistema de conxión a la aspiración | 7 |
| 9 | 28 | SU.PC.SANI.01.17.20.70 0000 | C23720 | AGUJA ASPIRACION OTOLOGICA-Longitud:[75-100]Diámetro :[16-16]Tipo de Cánula:recta | 3.600 | 21% | 2,010000 | 2,432100 | TGH ENDOSCOPIA, S.L. | | CIP: 100090850681/ REF: NZ3250 | Muy buena oferta. Cumple todos los requerimientos tecnicos y es muy adecuada para el uso al que va destinado . La aguja ya está doblada por lo que no hay que manipualrla y lleva sistema de aspiración y frenado lo que facilita su uso | 20 |
| 9 | 29 | SU.PC.SANI.01.17.20.70 0000 | C23721 | AGUJA ASPIRACION OTOLOGICA-Longitud:[75-100]Diámetro :[18-18]Tipo de Cánula:recta | 220 | 21% | 2,010000 | 2,432100 | PRIM, S.A. | | CIP: 100014531784 / REF: 74-1242 | Oferta apta pero la aguja es recta por lo que hay que doblarla con la posibilidad de rotura de la aguja. No lleva sistema de aspiración y frenado. No dispone de sistema de conxión a la aspiración | 7 |
| 9 | 29 | SU.PC.SANI.01.17.20.70 0000 | C23721 | AGUJA ASPIRACION OTOLOGICA-Longitud:[75-100]Diámetro :[18-18]Tipo de Cánula:recta | 220 | 21% | 2,010000 | 2,432100 | TGH ENDOSCOPIA, S.L. | | CIP: 100072032207 / REF:NZ3251 | Muy buena oferta. Cumple todos los requerimientos tecnicos y es muy adecuada para el uso al que va destinado . La aguja ya está doblada por lo que no hay que manipualrla y lleva sistema de aspiración y frenado lo que facilita su uso | 20 |
| 9 | 30 | SU.PC.SANI.01.17.20.70 0000 | C23722 | AGUJA ASPIRACION OTOLOGICA-Longitud:[75-100]Diámetro :[20-20]Tipo de Cánula:recta | 1.000 | 21% | 2,010000 | 2,432100 | PRIM, S.A. | | CIP: 100014531885 / REF: 74-1243 | Oferta apta pero la aguja es recta por lo que hay que doblarla con la posibilidad de rotura de la aguja. No lleva sistema de aspiración y frenado. No dispone de sistema de conxión a la aspiración | 7 |
| 9 | 30 | SU.PC.SANI.01.17.20.70 0000 | C23722 | AGUJA ASPIRACION OTOLOGICA-Longitud:[75-100]Diámetro :[20-20]Tipo de Cánula:recta | 1.000 | 21% | 2,010000 | 2,432100 | TGH ENDOSCOPIA, S.L. | | CIP: 100072025438 / REF: NZ3252 | Muy buena oferta. Cumple todos los requerimientos tecnicos y es muy adecuada para el uso al que va destinado . La aguja ya está doblada por lo que no hay que manipualrla y lleva sistema de aspiración y frenado lo que facilita su uso | 20 |
| 9 | 31 | SU.PC.SANI.01.17.20.70 0000 | B89025 | AGUJA ASPIRACION OTOLOGICA-Longitud:[75-100]Diámetro :[22-22]Tipo de Cánula:recta | 220 | 21% | 2,010000 | 2,432100 | PRIM, S.A. | | CIP: 100014531986 / REF: 74-1244 | Oferta apta pero la aguja es recta por lo que hay que doblarla con la posibilidad de rotura de la aguja. No lleva sistema de aspiración y frenado. No dispone de sistema de conxión a la aspiración | 7 |

| Agr | Lote | Clasificación | GC | Denominación | UdsLic | %iva | PreLicSinIVA | PreLicIVA | Proveedor | Var | Referencia | **INFORME TECNICO** | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 31 | SU.PC.SANI.01.17.20.70 0000 | B89025 | AGUJA ASPIRACION OTOLOGICA-Longitud:[75-100]Diámetro :[22-22]Tipo de Cánula:recta | 220 | 21% | 2,010000 | 2,432100 | TGH ENDOSCOPIA, S.L. | | CIP: 100072025135 / REF: NZ3253 | Muy buena oferta. Cumple todos los requerimientos tecnicos y es muy adecuada para el uso al que va destinado . La aguja ya está doblada por lo que no hay que manipualrla y lleva sistema de aspiración y frenado lo que facilita su uso | 20 |
| 9 | 32 | SU.PC.SANI.01.17.20.70 0000 | B53982 | AGUJA ASPIRACION OTOLOGICA-Longitud:[75-100]Diámetro :[24-24]Tipo de Cánula:recta | 220 | 21% | 1,990000 | 2,407900 | PRIM, S.A. | | CIP: 100014532097 / REF: 74-1246 | Oferta apta pero la aguja es recta por lo que hay que doblarla con la posibilidad de rotura de la aguja. No lleva sistema de aspiración y frenado. No dispone de sistema de conxión a la aspiración | 7 |
| 9 | 32 | SU.PC.SANI.01.17.20.70 0000 | B53982 | AGUJA ASPIRACION OTOLOGICA-Longitud:[75-100]Diámetro :[24-24]Tipo de Cánula:recta | 220 | 21% | 1,990000 | 2,407900 | TGH ENDOSCOPIA, S.L. | | CIP: 100072025337 / REF: NZ3255 | Muy buena oferta. Cumple todos los requerimientos tecnicos y es muy adecuada para el uso al que va destinado . La aguja ya está doblada por lo que no hay que manipualrla y lleva sistema de aspiración y frenado lo que facilita su uso | 20 |
| 10 | 33 | SU.PC.SANI.01.17.25.00 0002 | E85475 | TERMINAL CUCHILLA IRRIGADORA ETMOIDES-Longitud:[0-15)Diámetro :[0.29-0.32)Tipo de punta:concavaGrados de angulación:[0-15)Tipo de cuchilla:RectaTipo de corte-1:Agresivo | 30 | 21% | 161,148760 | 194,990000 | MEDTRONIC IBERICA, S.A. | | CIP: 100073381627 / REF: 1882904HRE | Muy buena oferta. Cumple todos los requerimientos tecnicos y es muy adecuada para el uso al que va destinado. Dispone de sistema de irrigación ( incluido) para evitar obstrucciones mecánicas. Dispone de varilla de limpieza | 20 |
| 10 | 33 | SU.PC.SANI.01.17.25.00 0002 | E85475 | TERMINAL CUCHILLA IRRIGADORA ETMOIDES-Longitud:[0-15)Diámetro :[0.29-0.32)Tipo de punta:concavaGrados de angulación:[0-15)Tipo de cuchilla:RectaTipo de corte-1:Agresivo | 30 | 21% | 161,148760 | 194,990000 | STRYKER IBERIA, S.L. | | CIP: 100011685231 / REF: 5290638000 | No cumple prescripciones por que es de 0,35 de diametro cuando el rango solicitado es de 0,29 a 0,32 | 0 |
| 10 | 33 | SU.PC.SANI.01.17.25.00 0002 | E85475 | TERMINAL CUCHILLA IRRIGADORA ETMOIDES-Longitud:[0-15)Diámetro :[0.29-0.32)Tipo de punta:concavaGrados de angulación:[0-15)Tipo de cuchilla:RectaTipo de corte-1:Agresivo | 30 | 21% | 161,148760 | 194,990000 | STRYKER IBERIA, S.L. | | CIP: 100011685039 / REF: 5290628000 | No cumple prescripciones por que es de 0,25 de diametro cuando el rango solicitado es de 0,29 a 0,32 | 0 |
| 10 | 34 | SU.PC.SANI.01.17.25.00 0002 | E85461 | TERMINAL CUCHILLA IRRIGADORA ETMOIDES-Longitud:[0-15)Diámetro :[0.29-0.32)Tipo de punta:concavaGrados de angulación:[15-30)Tipo de cuchilla:CurvaTipo de corte-1:Suave | 12 | 21% | 396,818182 | 480,150000 | MEDTRONIC IBERICA, S.A. | | CIP: 100073383344 / REF: 1882979HRE | Muy buena oferta. Cumple todos los requerimientos tecnicos y es muy adecuada para el uso al que va destinado. Dispone de sistema de irrigación ( incluido) para evitar obstrucciones mecánicas. Dispone de varilla de limpieza | 20 |

| Agr | Lote | Clasificación | GC | Denominación | UdsLic | %iva | PreLicSinIVA | PreLicIVA | Proveedor | Var | Referencia | **INFORME TECNICO** | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 34 | SU.PC.SANI.01.17.25.000002 | E85461 | TERMINAL CUCHILLA IRRIGADORA ETMOIDES-Longitud:[0-15)Diámetro :[0.29-0.32)Tipo de punta:concavaGrados de angulación:[15-30)Tipo de cuchilla:CurvaTipo de corte-1:Suave | 12 | 21% | 396,818182 | 480,150000 | STRYKER IBERIA, S.L. | | CIP: 100011478947 / REF: 5290340000 | No cumple prescripciones por que es de 0,40 de diametro cuando el rango solicitado es de 0,29 a 0,32 y no es angulado | 0 |
| 10 | 35 | SU.PC.SANI.01.17.25.000002 | E85469 | TERMINAL CUCHILLA IRRIGADORA ETMOIDES-Longitud:[0-15)Diámetro :[0.40-0.42)Tipo de punta:concavaGrados de angulación:[0-15)Tipo de cuchilla:RectaTipo de corte-1:Agresivo | 170 | 21% | 136,000000 | 164,560000 | MEDTRONIC IBERICA, S.A. | | CIP: 100007309037 / REF: 1884004HR | Muy buena oferta. Cumple todos los requerimientos tecnicos y es muy adecuada para el uso al que va destinado. Dispone de sistema de irrigación ( incluido) para evitar obstrucciones mecánicas. Dispone de varilla de limpieza | 20 |
| 10 | 35 | SU.PC.SANI.01.17.25.000002 | E85469 | TERMINAL CUCHILLA IRRIGADORA ETMOIDES-Longitud:[0-15)Diámetro :[0.40-0.42)Tipo de punta:concavaGrados de angulación:[0-15)Tipo de cuchilla:RectaTipo de corte-1:Agresivo | 170 | 21% | 136,000000 | 164,560000 | STRYKER IBERIA, S.L. | | CIP: 100011685433 / REF: 5290011000 | Oferta apta. Cumple las prescripciones solicitadas pero no dispone de sistema de irrigación ni varilla de limpieza | 7 |
| 10 | 35 | SU.PC.SANI.01.17.25.000002 | E85469 | TERMINAL CUCHILLA IRRIGADORA ETMOIDES-Longitud:[0-15)Diámetro :[0.40-0.42)Tipo de punta:concavaGrados de angulación:[0-15)Tipo de cuchilla:RectaTipo de corte-1:Agresivo | 170 | 21% | 136,000000 | 164,560000 | STRYKER IBERIA, S.L. | | CIP: 100011685332 / REF: 5290648000 | Cumple las prescripciones solicitadas pero no dispone de sistema de irrigación ni varilla de limpieza | 7 |
| 10 | 36 | SU.PC.SANI.01.17.25.000002 | E97385 | TERMINAL CUCHILLA IRRIGADORA ETMOIDES-Longitud:[0-15)Diámetro :[0.40-0.42)Tipo de punta:concavaGrados de angulación:[30-45)Tipo de cuchilla:CurvaTipo de corte-1:Agresivo | 30 | 21% | 172,662810 | 208,922000 | MEDTRONIC IBERICA, S.A. | | CIP: 100073382637 / REF: 1884006HR | Muy buena oferta. Cumple todos los requerimientos tecnicos y es muy adecuada para el uso al que va destinado. Dispone de varilla de limpieza. El sistema de orientación de la cuchilla permite comer en 360º | 20 |
| 10 | 36 | SU.PC.SANI.01.17.25.000002 | E97385 | TERMINAL CUCHILLA IRRIGADORA ETMOIDES-Longitud:[0-15)Diámetro :[0.40-0.42)Tipo de punta:concavaGrados de angulación:[30-45)Tipo de cuchilla:CurvaTipo de corte-1:Agresivo | 30 | 21% | 172,662810 | 208,922000 | STRYKER IBERIA, S.L. | | CIP: 100011685534 / REF: 5290740100 | Oferta apta. Cumple todos los requerimientos tecnicos. No dispone de varilla de limpieza. No dispone de sitema de orientación de la cuchilla | 7 |
| 10 | 36 | SU.PC.SANI.01.17.25.000002 | E97385 | TERMINAL CUCHILLA IRRIGADORA ETMOIDES-Longitud:[0-15)Diámetro :[0.40-0.42)Tipo de punta:concavaGrados de angulación:[30-45)Tipo de cuchilla:CurvaTipo de corte-1:Agresivo | 30 | 21% | 172,662810 | 208,922000 | STRYKER IBERIA, S.L. | | CIP: 100129433003 / REF: 5290440100 | Oferta apta. Cumple todos los requerimientos tecnicos. No dispone de varilla de limpieza. No dispone de sitema de orientación de la cuchilla | 7 |
| 10 | 37 | SU.PC.SANI.01.17.25.000002 | F20720 | TERMINAL CUCHILLA IRRIGADORA ETMOIDES-Longitud:[0-15)Diámetro :[0.40-0.42)Tipo de punta:concavaGrados de angulación:[60-75)Tipo de cuchilla:RectaTipo de corte-1:Agresivo | 30 | 21% | 172,661983 | 208,921000 | MEDTRONIC IBERICA, S.A. | | CIP: 100073381920 / REF: 1884016HR | Muy buena oferta. Cumple todos los requerimientos tecnicos y es muy adecuada para el uso al que va destinado. Dispone de varilla de limpieza. El sistema de orientación de la cuchilla permite comer en 360º | 20 |

| Agr | Lote | Clasificación | GC | Denominación | UdsLic | %iva | PreLicSinIVA | PreLicIVA | Proveedor | Var | Referencia | **INFORME TECNICO** | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 37 | SU.PC.SANI.01.17.25.000002 | F20720 | TERMINAL CUCHILLA IRRIGADORA ETMOIDES-Longitud:[0-15)Diámetro :[0.40-0.42)Tipo de punta:concavaGrados de angulación:[60-75)Tipo de cuchilla:RectaTipo de corte-1:Agresivo | 30 | 21% | 172,661983 | 208,921000 | STRYKER IBERIA, S.L. | | CIP: 100129433104 / REF: 5290760100 | Oferta apta. Cumple todos los requerimientos tecnicos. No dispone de varilla de limpieza. No dispone de sitema de orientación de la cuchilla | 7 |
| 10 | 37 | SU.PC.SANI.01.17.25.000002 | F20720 | TERMINAL CUCHILLA IRRIGADORA ETMOIDES-Longitud:[0-15)Diámetro :[0.40-0.42)Tipo de punta:concavaGrados de angulación:[60-75)Tipo de cuchilla:RectaTipo de corte-1:Agresivo | 30 | 21% | 172,661983 | 208,921000 | STRYKER IBERIA, S.L. | | CIP: 100129433205 / REF: 5290640100 | Oferta apta. Cumple todos los requerimientos tecnicos. No dispone de varilla de limpieza. No dispone de sitema de orientación de la cuchilla | 7 |
| 10 | 38 | SU.PC.SANI.01.17.25.000002 | F20238 | TERMINAL CUCHILLA IRRIGADORA ETMOIDES-Longitud:[0-15)Diámetro :[0.42-0.48]Tipo de punta:concavaGrados de angulación:[0-15)Tipo de cuchilla:RectaTipo de corte-1:Agresivo | 10 | 21% | 203,770000 | 246,561700 | MEDTRONIC IBERICA, S.A. | | CIP: 100104203166 / REF: 1884380HR | Muy buena oferta. Cumple todos los requerimientos tecnicos y es muy adecuada para el uso al que va destinado. Dispone de sistema de irrigación ( incluido) para evitar obstrucciones mecánicas. Dispone de varilla de limpieza.El sistema de orientación de la cuchilla permite comer en 360º | 20 |
| 10 | 38 | SU.PC.SANI.01.17.25.000002 | F20238 | TERMINAL CUCHILLA IRRIGADORA ETMOIDES-Longitud:[0-15)Diámetro :[0.42-0.48]Tipo de punta:concavaGrados de angulación:[0-15)Tipo de cuchilla:RectaTipo de corte-1:Agresivo | 10 | 21% | 203,770000 | 246,561700 | STRYKER IBERIA, S.L. | | CIP: 100011479159/ REF: 5290645000 | Oferta apta. Cumple todos los requerimientos tecnicos. No dispone de varilla de limpieza. No dispone de sitema de orientación de la cuchilla | 7 |
| 10 | 39 | SU.PC.SANI.01.17.25.000002 | E87257 | TERMINAL CUCHILLA IRRIGADORA ETMOIDES-Longitud:[15-30]Diámetro :[0.29-0.32)Tipo de punta:concavaGrados de angulación:[15-30)Tipo de cuchilla:CurvaTipo de corte-1:Suave | 12 | 21% | 318,396694 | 385,260000 | MEDTRONIC IBERICA, S.A. | | CIP: 100073383445 / REF: 1882925HRE | Muy buena oferta. Cumple todos los requerimientos tecnicos y es muy adecuada para el uso al que va destinado. Dispone de sistema de irrigación ( incluido) para evitar obstrucciones mecánicas. Dispone de varilla de limpieza.El sistema de orientación de la cuchilla permite comer en 360º | 20 |
| 10 | 39 | SU.PC.SANI.01.17.25.000002 | E87257 | TERMINAL CUCHILLA IRRIGADORA ETMOIDES-Longitud:[15-30]Diámetro :[0.29-0.32)Tipo de punta:concavaGrados de angulación:[15-30)Tipo de cuchilla:CurvaTipo de corte-1:Suave | 12 | 21% | 318,396694 | 385,260000 | STRYKER IBERIA, S.L. | | CIP: 100129442892 / REF: 5290744100 | Oferta apta. Cumple todos los requerimientos tecnicos. No dispone de varilla de limpieza. No dispone de sitema de orientación de la cuchilla | 7 |
| 11 | 40 | SU.PC.SANI.01.17.25.000003 | F19941 | TERMINAL FRESA IRRIGACION/ASPIRACION-Tipo de punta:BalaTipo de fresa:curvaDiámetro de la fresa-1:(0.2-0.3]Superficie de la punta:Diamantada (lisa)Proteccion de la punta:NoGrados de angulación:[40-60) | 10 | 21% | 249,000000 | 301,290000 | MEDTRONIC IBERICA, S.A. | | CIP: 100112884142 / REF: 1883040BLD | Muy buena oferta. Cumple todos los requerimientos tecnicos y es muy adecuada para el uso al que va destinado | 20 |

| Agr | Lote | Clasificación | GC | Denominación | UdsLic | %iva | PreLicSinIVA | PreLicIVA | Proveedor | Var | Referencia | **INFORME TECNICO** | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 41 | SU.PC.SANI.01.17.25.000003 | F19531 | TERMINAL FRESA IRRIGACION/ASPIRACION-Tipo de punta:OvaladaTipo de fresa:curvaDiámetro de la fresa-1:(0.3-0.4]Superficie de la punta:De corte (de arista)Proteccion de la punta:NoGrados de angulación:[40-60) | 30 | 21% | 249,000000 | 301,290000 | MEDTRONIC IBERICA, S.A. | | CIP: 100112672909/ REF: 1884070RTC | Muy buena oferta. Cumple todos los requerimientos tecnicos y es muy adecuada para el uso al que va destinado | 20 |
| 11 | 42 | SU.PC.SANI.01.17.25.000003 | F19694 | TERMINAL FRESA IRRIGACION/ASPIRACION-Tipo de punta:RedondaTipo de fresa:curvaDiámetro de la fresa-1:(0.3-0.4]Superficie de la punta:Diamantada (lisa)Proteccion de la punta:NoGrados de angulación:[70-90) | 10 | 21% | 249,000000 | 301,290000 | MEDTRONIC IBERICA, S.A. | | CIP: 100112672808 / REF: 1884070RTD | Muy buena oferta. Cumple todos los requerimientos tecnicos y es muy adecuada para el uso al que va destinado | 20 |
| 11 | 43 | SU.PC.SANI.01.17.25.000003 | F19693 | TERMINAL FRESA IRRIGACION/ASPIRACION-Tipo de punta:RedondaTipo de fresa:rectaDiámetro de la fresa-1:(0.3-0.4]Superficie de la punta:Diamantada (lisa)Proteccion de la punta:NoGrados de angulación:[15-18) | 20 | 21% | 249,000000 | 301,290000 | MEDTRONIC IBERICA, S.A. | | CIP: 100112672707 / REF: 1884015RTD | Muy buena oferta. Cumple todos los requerimientos tecnicos y es muy adecuada para el uso al que va destinado | 20 |
| 12 | 44 | SU.PC.SANI.01.17.01.800000 | C34946 | CANULA TRAQUEOTOMIA SILICONA S/ BALON-Nº de camisas:1Tamaño:6.0Balón de baja presión:no | 60 | 10% | 26,000000 | 28,600000 | SMITHS MEDICAL ESPAÑA, S.R.L. | | CIP: 100001089706 / REF: 60A160 | Muy buena oferta. Cumple todos los requerimientos tecnicos y es muy adecuada para el uso al que va destinado | 20 |
| 12 | 45 | SU.PC.SANI.01.17.01.800000 | C33727 | CANULA TRAQUEOTOMIA SILICONA S/ BALON-Nº de camisas:1Tamaño:7.0Balón de baja presión:no | 60 | 10% | 26,000000 | 28,600000 | SMITHS MEDICAL ESPAÑA, S.R.L. | | CIP: 100001089605 / REF: 60A170 | Muy buena oferta. Cumple todos los requerimientos tecnicos y es muy adecuada para el uso al que va destinado | 20 |
| 12 | 46 | SU.PC.SANI.01.17.01.800000 | C33101 | CANULA TRAQUEOTOMIA SILICONA S/ BALON-Nº de camisas:1Tamaño:8.0Balón de baja presión:no | 60 | 10% | 26,000000 | 28,600000 | SMITHS MEDICAL ESPAÑA, S.R.L. | | CIP: 100001089504 / REF: 60A180 | Muy buena oferta. Cumple todos los requerimientos tecnicos y es muy adecuada para el uso al que va destinado | 20 |
| | 47 | SU.PC.SANI.01.17.01.500004 | B76882 | CANULA TRAQUEOTOMIA PLASTICO/ ADULTO C/ BALON C/CANULA INTERNA-Nº de camisas:2Tamaño:10.0Balón de baja presión:si | 30 | 10% | 24,000000 | 26,400000 | SMITHS MEDICAL ESPAÑA, S.R.L. | | CIP: 100095150515 / REF: 100/810/100CZ | Muy buena oferta. Cumple todos los requerimientos tecnicos y es muy adecuada para el uso al que va destinado | 20 |
| | 47 | SU.PC.SANI.01.17.01.500004 | B76882 | CANULA TRAQUEOTOMIA PLASTICO/ ADULTO C/ BALON C/CANULA INTERNA-Nº de camisas:2Tamaño:10.0Balón de baja presión:si | 30 | 10% | 24,000000 | 26,400000 | NEOMEDIC, S.A | | CIP: 100126606552/ REF: 18922-10 | Buena oferta. Cumple todos los requerimientos tecnicos y es adecuada para el uso al que va destinado. Presenta un escalon en la punta de la cánula que dificulta la introducción en traquea y al no estar fija la guia se puede salir de su sitio | 13 |
| | 47 | SU.PC.SANI.01.17.01.500004 | B76882 | CANULA TRAQUEOTOMIA PLASTICO/ ADULTO C/ BALON C/CANULA INTERNA-Nº de camisas:2Tamaño:10.0Balón de baja presión:si | 30 | 10% | 24,000000 | 26,400000 | MEDTRONIC IBERICA, S.A. | | CIP: 100129377037/ REF: 10CN10R | Muy buena oferta. Cumple todos los requerimientos tecnicos y es muy adecuada para el uso al que va destinado | 20 |

| Agr | Lote | Clasificación | GC | Denominación | UdsLic | %iva | PreLicSinIVA | PreLicIVA | Proveedor | Var | Referencia | **INFORME TECNICO** | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 47 | SU.PC.SANI.01.17.01.50 0004 | B76882 | CANULA TRAQUEOTOMIA PLASTICO/ ADULTO C/ BALON C/CANULA INTERNA-Nº de camisas:2Tamaño:10.0Balón de baja presión:si | 30 | 10% | 24,000000 | 26,400000 | TELEFLEX MEDICAL, S.A.U. | | CIP: 100022610699/ REF: 121303-000100 | Oferta apta. Las canulas internas son de un material excesivamente blando. El obturador es de goma, lo que va a dificultar su extracción. | 7 |
| | 48 | SU.PC.SANI.01.17.01.50 6000 | C06967 | CANULA TRAQUEOTOMIA PLASTICO/ ADULTO S/ BALON-Nº de camisas:2Tamaño:6.0Balón de baja presión:no | 10 | 10% | 32,530185 | 35,783204 | SMITHS MEDICAL ESPAÑA, S.R.L. | | CIP: 100095150616 / REF: 100/811/060CZ | Muy buena oferta. Cumple todos los requerimientos tecnicos y es muy adecuada para el uso al que va destinado | 20 |
| | 48 | SU.PC.SANI.01.17.01.50 6000 | C06967 | CANULA TRAQUEOTOMIA PLASTICO/ ADULTO S/ BALON-Nº de camisas:2Tamaño:6.0Balón de baja presión:no | 10 | 10% | 32,530185 | 35,783204 | NEOMEDIC, S.A | | CIP: 100129204292/ REF: 17900-06 | No cumple las prescripciones tecnicas porque no es una cánula de adulto sino pediatrica | 0 |
| | 48 | SU.PC.SANI.01.17.01.50 6000 | C06967 | CANULA TRAQUEOTOMIA PLASTICO/ ADULTO S/ BALON-Nº de camisas:2Tamaño:6.0Balón de baja presión:no | 10 | 10% | 32,530185 | 35,783204 | MEDTRONIC IBERICA, S.A. | | CIP: 100001085665/ REF: 6CFS | Muy buena oferta. Cumple todos los requerimientos tecnicos y es muy adecuada para el uso al que va destinado | 20 |
| | 48 | SU.PC.SANI.01.17.01.50 6000 | C06967 | CANULA TRAQUEOTOMIA PLASTICO/ ADULTO S/ BALON-Nº de camisas:2Tamaño:6.0Balón de baja presión:no | 10 | 10% | 32,530185 | 35,783204 | IZASA HOSPITAL, S.A.U | | CIP: 100001086170/ REF:303-06 | Oferta apta. El sistema de fijación es poco fijo. | 7 |
| | 49 | SU.PC.SANI.01.17.01.50 6000 | B51149 | CANULA TRAQUEOTOMIA PLASTICO/ ADULTO S/ BALON-Nº de camisas:2Tamaño:7.0Balón de baja presión:no | 10 | 10% | 21,440000 | 23,584000 | SMITHS MEDICAL ESPAÑA, S.R.L. | | CIP: 100095151929 / REF: 100/811/070CZ | Muy buena oferta. Cumple todos los requerimientos tecnicos y es muy adecuada para el uso al que va destinado | 20 |
| | 49 | SU.PC.SANI.01.17.01.50 6000 | B51149 | CANULA TRAQUEOTOMIA PLASTICO/ ADULTO S/ BALON-Nº de camisas:2Tamaño:7.0Balón de baja presión:no | 10 | 10% | 21,440000 | 23,584000 | MEDTRONIC IBERICA, S.A. | | CIP: 100129377239 / REF: 5UN70R | Muy buena oferta. Cumple todos los requerimientos tecnicos y es muy adecuada para el uso al que va destinado | 20 |
| | 49 | SU.PC.SANI.01.17.01.50 6000 | B51149 | CANULA TRAQUEOTOMIA PLASTICO/ ADULTO S/ BALON-Nº de camisas:2Tamaño:7.0Balón de baja presión:no | 10 | 10% | 21,440000 | 23,584000 | TELEFLEX MEDICAL, S.A.U. | | CIP: 100022610992 / REF: 121300-000070 | Oferta apta. Las canulas internas son de un material excesivamente blando. El obturador es de goma, lo que va a dificultar su extracción. | 7 |
| | 49 | SU.PC.SANI.01.17.01.50 6000 | B51149 | CANULA TRAQUEOTOMIA PLASTICO/ ADULTO S/ BALON-Nº de camisas:2Tamaño:7.0Balón de baja presión:no | 10 | 10% | 21,440000 | 23,584000 | IZASA HOSPITAL, S.A.U | | CIP: 100001086372 / REF: 303-07 | Oferta apta. El sistema de fijación es poco fijo. | 7 |
| | 50 | SU.PC.SANI.01.17.01.70 0001 | E93376 | CANULA TRAQUEOTOMIA PLASTICO FIJACION VARIABLE ADULTO C/ BALON-Nº de camisas:1Tamaño:8.0Balón de baja presión:si | 10 | 10% | 97,000000 | 106,700000 | SMITHS MEDICAL ESPAÑA, S.R.L. | | CIP: 100106282550 / REF: 100/897/080CZ | Muy buena oferta. Cumple todos los requerimientos tecnicos y es muy adecuada para el uso al que va destinado | 20 |
| | 50 | SU.PC.SANI.01.17.01.70 0001 | E93376 | CANULA TRAQUEOTOMIA PLASTICO FIJACION VARIABLE ADULTO C/ BALON-Nº de camisas:1Tamaño:8.0Balón de baja presión:si | 10 | 10% | 97,000000 | 106,700000 | NEOMEDIC, S.A | | CIP: 100129206919/ REF: 17503-08 CI | Muy buena oferta. Cumple todos los requerimientos tecnicos y es muy adecuada para el uso al que va destinado | 20 |
| | 51 | SU.PC.SANI.01.17.01.80 0003 | E13909 | CANULA TRAQUEOTOMIA LARGO ESPECIAL S/ BALON-Nº de camisas:0Tamaño:10.0 | 10 | 10% | 146,710000 | 161,381000 | NEOMEDIC, S.A | | CIP: 100090862400/ REF: 11200-10 | Muy buena oferta. Cumple todos los requerimientos tecnicos y es muy adecuada para el uso al que va destinado | 20 |

| Agr | Lote | Clasificación | GC | Denominación | UdsLic | %iva | PreLicSinIVA | PreLicIVA | Proveedor | Var | Referencia | **INFORME TECNICO** | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 51 | SU.PC.SANI.01.17.01.80 0003 | E13909 | CANULA TRAQUEOTOMIA LARGO ESPECIAL S/ BALON-Nº de camisas:0Tamaño:10.0 | 10 | 10% | 146,710000 | 161,381000 | IZASA HOSPITAL, S.A.U | | CIP: 100030707181/ REF: 202-10 | Muy buena oferta. Cumple todos los requerimientos tecnicos y es muy adecuada para el uso al que va destinado | 20 |
| | 52 | SU.PC.SANI.01.17.01.80 0003 | E27126 | CANULA TRAQUEOTOMIA LARGO ESPECIAL S/ BALON-Nº de camisas:0Tamaño:5.0 | 10 | 10% | 143,740000 | 158,114000 | SMITHS MEDICAL ESPAÑA, S.R.L. | | CIP: 100087509532/ REF: 60PFPS50 | Muy buena oferta. Cumple todos los requerimientos tecnicos y es muy adecuada para el uso al que va destinado | 20 |
| | 52 | SU.PC.SANI.01.17.01.80 0003 | E27126 | CANULA TRAQUEOTOMIA LARGO ESPECIAL S/ BALON-Nº de camisas:0Tamaño:5.0 | 10 | 10% | 143,740000 | 158,114000 | NEOMEDIC, S.A | | CIP: 100090862107/ REF: 11200-05 | Muy buena oferta. Cumple todos los requerimientos tecnicos y es muy adecuada para el uso al que va destinado | 20 |
| | 52 | SU.PC.SANI.01.17.01.80 0003 | E27126 | CANULA TRAQUEOTOMIA LARGO ESPECIAL S/ BALON-Nº de camisas:0Tamaño:5.0 | 10 | 10% | 143,740000 | 158,114000 | MEDTRONIC IBERICA, S.A. | | CIP: 100106893026/ REF: 50XLTUD | Muy buena oferta. Cumple todos los requerimientos tecnicos y es muy adecuada para el uso al que va destinado | 20 |
| | 52 | SU.PC.SANI.01.17.01.80 0003 | E27126 | CANULA TRAQUEOTOMIA LARGO ESPECIAL S/ BALON-Nº de camisas:0Tamaño:5.0 | 10 | 10% | 143,740000 | 158,114000 | MEDTRONIC IBERICA, S.A. | | CIP: 100106894430/ REF: 50XLTUP | Muy buena oferta. Cumple todos los requerimientos tecnicos y es muy adecuada para el uso al que va destinado | 20 |
| | 52 | SU.PC.SANI.01.17.01.80 0003 | E27126 | CANULA TRAQUEOTOMIA LARGO ESPECIAL S/ BALON-Nº de camisas:0Tamaño:5.0 | 10 | 10% | 143,740000 | 158,114000 | IZASA HOSPITAL, S.A.U | | CIP: 100030692625/ REF: 202-05 | Oferta apta. No dispone de guia. La canula es excesivamente flexible lo que dificulta la introducción | 7 |
| | 53 | SU.PC.SANI.01.17.02.10 1000 | B45208 | EQ. CRICOTIREOTOMIA URGENTE-Diámetro de la cánula:4.0 mmLongitud de la cánula:[25-50) | 20 | 10% | 135,020000 | 148,522000 | TELEFLEX MEDICAL, S.A.U. | | CIP: 100001092333/ REF: 120600-000040 | Muy buena oferta. Cumple todos los requerimientos tecnicos y es muy adecuada para el uso al que va destinado | 20 |
| | 54 | SU.PC.SANI.01.17.02.10 1000 | B43453 | EQ. CRICOTIREOTOMIA URGENTE-Diámetro de la cánula:4.0 mmLongitud de la cánula:[75-100] | 20 | 10% | 139,370000 | 153,307000 | SMITHS MEDICAL ESPAÑA, S.R.L. | | CIP: 100002889383/ REF: 100/461/000 | Muy buena oferta. Cumple todos los requerimientos tecnicos y es muy adecuada para el uso al que va destinado | 20 |
| | 55 | SU.PC.SANI.01.17.02.10 1000 | B38595 | EQ. CRICOTIREOTOMIA URGENTE-Diámetro de la cánula:6.0 mmLongitud de la cánula:[75-100] | 10 | 10% | 135,046729 | 148,551402 | SMITHS MEDICAL ESPAÑA, S.R.L. | | CIP: 100098337102 / REF: 100/465/060CZ | Muy buena oferta. Cumple todos los requerimientos tecnicos y es muy adecuada para el uso al que va destinado | 20 |
| | 56 | SU.PC.SANI.01.17.10.10 0001 | E80292 | FERULA INTRANASAL-Longitud mayor:[50-100)Longitud menor:[50-75)Grosor:[1.0-1.0] | 100 | 21% | 19,730000 | 23,873300 | JJP HOSPITALARIA, S.L. | | CIP: 100006320947 / REF: 20-10680 | Muy buena oferta. Cumple todos los requerimientos tecnicos y es muy adecuada para el uso al que va destinado | 20 |
| | 56 | SU.PC.SANI.01.17.10.10 0001 | E80292 | FERULA INTRANASAL-Longitud mayor:[50-100)Longitud menor:[50-75)Grosor:[1.0-1.0] | 100 | 21% | 19,730000 | 23,873300 | PRIM, S.A. | | CIP: 100010201757 / REF: SP-65000 | Muy buena oferta. Cumple todos los requerimientos tecnicos y es muy adecuada para el uso al que va destinado | 20 |
| | 56 | SU.PC.SANI.01.17.10.10 0001 | E80292 | FERULA INTRANASAL-Longitud mayor:[50-100)Longitud menor:[50-75)Grosor:[1.0-1.0] | 100 | 21% | 19,730000 | 23,873300 | NEOMEDIC, S.A | | CIP: 100100407627 / REF: 60-314 | No es posible valorarlo al no presentar muestra, siendo esta obligatoria | - |
| | 56 | SU.PC.SANI.01.17.10.10 0001 | E80292 | FERULA INTRANASAL-Longitud mayor:[50-100)Longitud menor:[50-75)Grosor:[1.0-1.0] | 100 | 21% | 19,730000 | 23,873300 | TGH ENDOSCOPIA, S.L. | | CIP: 100129394100 / REF: E3148ST | Oferta apta. Mas rigida. Al tener hechas las perforaciones es mas dificil su utilización | 7 |

| Agr | Lote | Clasificación | GC | Denominación | UdsLic | %iva | PreLicSinIVA | PreLicIVA | Proveedor | Var | Referencia | **INFORME TECNICO** | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 57 | SU.PC.SANI.01.17.10.200001 | B48473 | TAPON NASAL RECTO C/HILO >100mm.-Largo:[55-100]Ancho:[10-25) | 540 | 10% | 15,103000 | 16,613300 | JJP HOSPITALARIA, S.L. | | CIP: 100006343474 / REF: Q602310 | Muy buena oferta. Cumple todos los requerimientos tecnicos y es muy adecuada para el uso al que va destinado | 20 |
| | 57 | SU.PC.SANI.01.17.10.200001 | B48473 | TAPON NASAL RECTO C/HILO >100mm.-Largo:[55-100]Ancho:[10-25) | 540 | 10% | 15,103000 | 16,613300 | NEOMEDIC, S.A | | CIP: 100129198120 / REF: ND1002A | Muy buena oferta. Cumple todos los requerimientos tecnicos y es muy adecuada para el uso al que va destinado | 20 |
| | 57 | SU.PC.SANI.01.17.10.200001 | B48473 | TAPON NASAL RECTO C/HILO >100mm.-Largo:[55-100]Ancho:[10-25) | 540 | 10% | 15,103000 | 16,613300 | ENDOOK EUROPA, S.L. | | CIP: 100129435528 / REF: NP-EL15S | Muy buena oferta. Cumple todos los requerimientos tecnicos y es muy adecuada para el uso al que va destinado | 20 |
| | 57 | SU.PC.SANI.01.17.10.200001 | B48473 | TAPON NASAL RECTO C/HILO >100mm.-Largo:[55-100]Ancho:[10-25) | 540 | 10% | 15,103000 | 16,613300 | TGH ENDOSCOPIA, S.L. | | CIP: 100096493974 / REF: E7185 | Muy buena oferta. Cumple todos los requerimientos tecnicos y es muy adecuada para el uso al que va destinado | 20 |
| | 58 | SU.PC.SANI.01.17.10.200017 | F22710 | TAPON NASAL RECTO C/HILO Y GEL 66-100mm.-Largo:[55-100]Ancho:[10-25) | 240 | 10% | 10,909091 | 12,000000 | NEOMEDIC, S.A | | CIP: 100106413482 / REF: ND0802A | No es posible valorarlo al no presentar muestra, siendo esta obligatoria | - |
| | 59 | SU.PC.SANI.01.17.10.208000 | B41995 | TAPON NASAL RECTO C/HILO 66-100mm.-Largo:[55-100]Ancho:[10-25) | 400 | 10% | 3,150000 | 3,465000 | PRIM, S.A. | | CIP: 100001093242 / REF: 10-110 | Muy buena oferta. Cumple todos los requerimientos tecnicos y es muy adecuada para el uso al que va destinado | 20 |
| | 59 | SU.PC.SANI.01.17.10.208000 | B41995 | TAPON NASAL RECTO C/HILO 66-100mm.-Largo:[55-100]Ancho:[10-25) | 400 | 10% | 3,150000 | 3,465000 | PRIM, S.A. | | CIP: 100001492575 / REF: 10-111 | Muy buena oferta. Cumple todos los requerimientos tecnicos y es muy adecuada para el uso al que va destinado | 20 |
| | 59 | SU.PC.SANI.01.17.10.208000 | B41995 | TAPON NASAL RECTO C/HILO 66-100mm.-Largo:[55-100]Ancho:[10-25) | 400 | 10% | 3,150000 | 3,465000 | PRIM, S.A. | | CIP: 100013505629 / REF: 10-115 | Muy buena oferta. Cumple todos los requerimientos tecnicos y es muy adecuada para el uso al que va destinado | 20 |
| | 59 | SU.PC.SANI.01.17.10.208000 | B41995 | TAPON NASAL RECTO C/HILO 66-100mm.-Largo:[55-100]Ancho:[10-25) | 400 | 10% | 3,150000 | 3,465000 | PRIM, S.A. | | CIP: 100011323083 / REF: 10-116 | Muy buena oferta. Cumple todos los requerimientos tecnicos y es muy adecuada para el uso al que va destinado | 20 |
| | 59 | SU.PC.SANI.01.17.10.208000 | B41995 | TAPON NASAL RECTO C/HILO 66-100mm.-Largo:[55-100]Ancho:[10-25) | 400 | 10% | 3,150000 | 3,465000 | NEOMEDIC, S.A | | CIP: 100101045268 / REF: NP-LL10S | No es posible valorarlo al no presentar muestra, siendo esta obligatoria | - |
| | 59 | SU.PC.SANI.01.17.10.208000 | B41995 | TAPON NASAL RECTO C/HILO 66-100mm.-Largo:[55-100]Ancho:[10-25) | 400 | 10% | 3,150000 | 3,465000 | TGH ENDOSCOPIA, S.L. | | CIP: 100096512774 / REF: E7181 | Muy buena oferta. Cumple todos los requerimientos tecnicos y es muy adecuada para el uso al que va destinado | 20 |
| | 59 | SU.PC.SANI.01.17.10.208000 | B41995 | TAPON NASAL RECTO C/HILO 66-100mm.-Largo:[55-100]Ancho:[10-25) | 400 | 10% | 3,150000 | 3,465000 | SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.A. | | CIP: 100006107692 / REF: 66110 | Muy buena oferta. Cumple todos los requerimientos tecnicos y es muy adecuada para el uso al que va destinado | 20 |
| | 60 | SU.PC.SANI.01.17.10.225000 | D77602 | TAPON NASAL RECTO C/HILO 30-65mm.-Largo:[45-55)Ancho:[10-25) | 400 | 10% | 4,813084 | 5,294392 | PRIM, S.A. | | CIP: 100001093545/ REF: 10-100 | Muy buena oferta. Cumple todos los requerimientos tecnicos y es muy adecuada para el uso al que va destinado | 20 |

| Agr | Lote | Clasificación | GC | Denominación | UdsLic | %iva | PreLicSinIVA | PreLicIVA | Proveedor | Var | Referencia | **INFORME TECNICO** | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 60 | SU.PC.SANI.01.17.10.225000 | D77602 | TAPON NASAL RECTO C/HILO 30-65mm.-Largo:[45-55)Ancho:[10-25) | 400 | 10% | 4,813084 | 5,294392 | PRIM, S.A. | | CIP: 100001093949/ REF: 10-101 | Muy buena oferta. Cumple todos los requerimientos tecnicos y es muy adecuada para el uso al que va destinado | 20 |
| | 60 | SU.PC.SANI.01.17.10.225000 | D77602 | TAPON NASAL RECTO C/HILO 30-65mm.-Largo:[45-55)Ancho:[10-25) | 400 | 10% | 4,813084 | 5,294392 | NEOMEDIC, S.A | | CIP: 100069350004/ REF: NP-LS10S | No es posible valorarlo al no presentar muestra, siendo esta obligatoria | - |
| | 60 | SU.PC.SANI.01.17.10.225000 | D77602 | TAPON NASAL RECTO C/HILO 30-65mm.-Largo:[45-55)Ancho:[10-25) | 400 | 10% | 4,813084 | 5,294392 | ENDOOK EUROPA, S.L. | | CIP: 100129462995/ REF: NP-LS15S | Muy buena oferta. Cumple todos los requerimientos tecnicos y es muy adecuada para el uso al que va destinado | 20 |
| | 60 | SU.PC.SANI.01.17.10.225000 | D77602 | TAPON NASAL RECTO C/HILO 30-65mm.-Largo:[45-55)Ancho:[10-25) | 400 | 10% | 4,813084 | 5,294392 | TGH ENDOSCOPIA, S.L. | | CIP: 100096512471/ REF: E7177 | Muy buena oferta. Cumple todos los requerimientos tecnicos y es muy adecuada para el uso al que va destinado | 20 |
| | 60 | SU.PC.SANI.01.17.10.225000 | D77602 | TAPON NASAL RECTO C/HILO 30-65mm.-Largo:[45-55)Ancho:[10-25) | 400 | 10% | 4,813084 | 5,294392 | SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.A. | | CIP: 100006108804/ REF: 66100 | Muy buena oferta. Cumple todos los requerimientos tecnicos y es muy adecuada para el uso al que va destinado | 20 |
| | 61 | SU.PC.SANI.01.17.10.268000 | B75945 | TAPON NASAL RECTO C/CANULA S/HILO 66-100mm.-Largo:[55-100]Ancho:[10-25) | 100 | 10% | 11,883000 | 13,071300 | NEOMEDIC, S.A | | CIP: 100129204494 REF: NPLL15ST | No es posible valorarlo al no presentar muestra, siendo esta obligatoria | - |
| | 61 | SU.PC.SANI.01.17.10.268000 | B75945 | TAPON NASAL RECTO C/CANULA S/HILO 66-100mm.-Largo:[55-100]Ancho:[10-25) | 100 | 10% | 11,883000 | 13,071300 | MEDTRONIC IBERICA, S.A. | | CIP: 100002900103 REF: 400405 | Muy buena oferta. Cumple todos los requerimientos tecnicos y es muy adecuada para el uso al que va destinado | 20 |
| | 62 | SU.PC.SANI.01.17.10.300001 | B39818 | TAPONAMIENTO NASAL RECTO C/ CANULA Y BALON-Largo:[0-30)Ancho:[75-100] | 600 | 10% | 54,545455 | 60,000000 | JJP HOSPITALARIA, S.L. | | CIP: 100009305392/ REF: RR750 | Muy buena oferta. Cumple todos los requerimientos tecnicos y es muy adecuada para el uso al que va destinado | 20 |
| | 62 | SU.PC.SANI.01.17.10.300001 | B39818 | TAPONAMIENTO NASAL RECTO C/ CANULA Y BALON-Largo:[0-30)Ancho:[75-100] | 600 | 10% | 54,545455 | 60,000000 | MARZAL MEDICAL, S.L.L. | | CIP: 100100634711/ REF: RR750 | Muy buena oferta. Cumple todos los requerimientos tecnicos y es muy adecuada para el uso al que va destinado | 20 |
| | 63 | SU.PC.SANI.01.17.10.300001 | D95811 | TAPONAMIENTO NASAL RECTO C/ CANULA Y BALON-Largo:[45-55)Ancho:[10-25) | 80 | 10% | 96,745000 | 106,419500 | JJP HOSPITALARIA, S.L. | | CIP: 100009305291 / REF: RR450 | Muy buena oferta. Cumple todos los requerimientos tecnicos y es muy adecuada para el uso al que va destinado | 20 |
| | 63 | SU.PC.SANI.01.17.10.300001 | D95811 | TAPONAMIENTO NASAL RECTO C/ CANULA Y BALON-Largo:[45-55)Ancho:[10-25) | 80 | 10% | 96,745000 | 106,419500 | ENDOOK EUROPA, S.L. | | CIP: 100129453601 / REF: RR551 | Muy buena oferta. Cumple todos los requerimientos tecnicos y es muy adecuada para el uso al que va destinado | 20 |
| | 64 | SU.PC.SANI.01.17.10.300001 | E03560 | TAPONAMIENTO NASAL RECTO C/ CANULA Y BALON-Largo:[55-100]Ancho:[10-25) | 180 | 10% | 96,745000 | 106,419500 | JJP HOSPITALARIA, S.L. | | CIP: 100009305099 / REF: RR551 | Muy buena oferta. Cumple todos los requerimientos tecnicos y es muy adecuada para el uso al que va destinado | 20 |
| | 64 | SU.PC.SANI.01.17.10.300001 | E03560 | TAPONAMIENTO NASAL RECTO C/ CANULA Y BALON-Largo:[55-100]Ancho:[10-25) | 180 | 10% | 96,745000 | 106,419500 | MARZAL MEDICAL, S.L.L. | | CIP: 100100645227 / REF: RR551 | Muy buena oferta. Cumple todos los requerimientos tecnicos y es muy adecuada para el uso al que va destinado | 20 |

| Agr | Lote | Clasificación | GC | Denominación | UdsLic | %iva | PreLicSinIVA | PreLicIVA | Proveedor | Var | Referencia | **INFORME TECNICO** | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 64 | SU.PC.SANI.01.17.10.30 0001 | E03560 | TAPONAMIENTO NASAL RECTO C/ CANULA Y BALON-Largo:[55-100]Ancho:[10-25) | 180 | 10% | 96,745000 | 106,419500 | ENDOOK EUROPA, S.L. | | CIP: 100129436033 / REF: RR751 | Muy buena oferta. Cumple todos los requerimientos tecnicos y es muy adecuada para el uso al que va destinado | 20 |
| | 65 | SU.PC.SANI.01.17.10.30 0003 | B70142 | TAPON NASAL REABSORBIBLE 66-100mm.-Largo:(65-100]Ancho:[0-25) | 80 | 10% | 40,625000 | 44,687500 | TGH ENDOSCOPIA, S.L. | | CIP: 100126345213 / REF: 9215686 | Muy buena oferta. Cumple todos los requerimientos tecnicos y es muy adecuada para el uso al que va destinado | 20 |
| | 66 | SU.PC.SANI.01.17.10.40 0001 | | SONDA PARA EPIXTASIS | 90 | 21% | 42,629630 | 51,581852 | PRIM, S.A. | | CIP: 100080934124/ REF: RH-4200-01 | Muy buena oferta. Cumple todos los requerimientos tecnicos y es muy adecuada para el uso al que va destinado | 20 |
| | 66 | SU.PC.SANI.01.17.10.40 0001 | | SONDA PARA EPIXTASIS | 90 | 21% | 42,629630 | 51,581852 | TGH ENDOSCOPIA, S.L. | | CIP: 100096511663/ REF: CE3010S1 | Es mas blando lo que dificulta la introducción. El segundo balon es lateral no central. El sistema externo es mas aparatoso con lo que es mas molesto para el paciente | 13 |
| | 66 | SU.PC.SANI.01.17.10.40 0001 | | SONDA PARA EPIXTASIS | 90 | 21% | 42,629630 | 51,581852 | SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.A. | | CIP: 100129085785/ REF: 2040200 | Es mas blando lo que dificulta la introducción. El segundo balon es lateral no central. El sistema externo es mas aparatoso con lo que es mas molesto para el paciente | 13 |
| | 67 | SU.PC.SANI.01.17.20.01 2000 | B61289 | TAPON OIDO ADAPTABLE <15mm.Ø-Diametro:[12-12]Largo:[0-50) | 80 | 21% | 2,400000 | 2,904000 | PRIM, S.A. | | CIP: 100013592698/ REF: 30-301 | Muy buena oferta. Cumple todos los requerimientos tecnicos y es muy adecuada para el uso al que va destinado | 20 |
| | 67 | SU.PC.SANI.01.17.20.01 2000 | B61289 | TAPON OIDO ADAPTABLE <15mm.Ø-Diametro:[12-12]Largo:[0-50) | 80 | 21% | 2,400000 | 2,904000 | TGH ENDOSCOPIA, S.L. | | CIP: 100096494489/ REF: E7163 | Muy buena oferta. Cumple todos los requerimientos tecnicos y es muy adecuada para el uso al que va destinado | 20 |
| | 68 | SU.PC.SANI.01.17.20.10 1000 | E27034 | ESPECULO DESECHABLE PARA OTOSCOPIO/ adultos-DIAMETRO:[4.25-4.25]Eq. compatible:welch allyn | 16.200 | 21% | 0,037200 | 0,045012 | AB MEDICA GROUP, S.A. | | CIP: 100100713315/ REF: 7052435 | Muy buena oferta. Cumple todos los requerimientos tecnicos y es muy adecuada para el uso al que va destinado | 20 |
| | 68 | SU.PC.SANI.01.17.20.10 1000 | E27034 | ESPECULO DESECHABLE PARA OTOSCOPIO/ adultos-DIAMETRO:[4.25-4.25]Eq. compatible:welch allyn | 16.200 | 21% | 0,037200 | 0,045012 | ENDOOK EUROPA, S.L. | | CIP: 100083813802/ REF: 52434-UB | Muy buena oferta. Cumple todos los requerimientos tecnicos y es muy adecuada para el uso al que va destinado | 20 |
| | 69 | SU.PC.SANI.01.17.20.10 1000 | E28831 | ESPECULO DESECHABLE PARA OTOSCOPIO/ adultos-DIAMETRO:[4-4]Eq. compatible:heine f.o | 10.000 | 21% | 0,040000 | 0,048400 | AB MEDICA GROUP, S.A. | | CIP: 100100731094/ REF:99.850.30A | Muy buena oferta. Cumple todos los requerimientos tecnicos y es muy adecuada para el uso al que va destinado | 20 |

| Agr | Lote | Clasificación | GC | Denominación | UdsLic | %iva | PreLicSinIVA | PreLicIVA | Proveedor | Var | Referencia | **INFORME TECNICO** | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 69 | SU.PC.SANI.01.17.20.101000 | E28831 | ESPECULO DESECHABLE PARA OTOSCOPIO/ adultos-DIAMETRO:[4-4]Eq. compatible:heine f.o | 10.000 | 21% | 0,040000 | 0,048400 | ASMEDIC, S.L.U. | | REF:02049 | Muy buena oferta. Cumple todos los requerimientos tecnicos y es muy adecuada para el uso al que va destinado | 20 |
| | 70 | SU.PC.SANI.01.17.20.101000 | E41305 | ESPECULO DESECHABLE PARA OTOSCOPIO/ adultos-DIAMETRO:[4-4]Eq. compatible:otoscopios ri-mini. pen-scope | 41.000 | 21% | 0,046320 | 0,056047 | AB MEDICA GROUP, S.A. | | CIP: 100011328730/ REF:99.850.30 | Muy buena oferta. Cumple todos los requerimientos tecnicos y es muy adecuada para el uso al que va destinado | 20 |
| | 70 | SU.PC.SANI.01.17.20.101000 | E41305 | ESPECULO DESECHABLE PARA OTOSCOPIO/ adultos-DIAMETRO:[4-4]Eq. compatible:otoscopios ri-mini. pen-scope | 41.000 | 21% | 0,046320 | 0,056047 | ASMEDIC, S.L.U. | | REF:02052 | Muy buena oferta. Cumple todos los requerimientos tecnicos y es muy adecuada para el uso al que va destinado | 20 |
| | 71 | SU.PC.SANI.01.17.20.101000 | E28324 | ESPECULO DESECHABLE PARA OTOSCOPIO/ adultos-DIAMETRO:[4-4]Eq. compatible:Ri-Scope, Ri- Star, Ri-Former de RIESTER | 64.680 | 21% | 0,023000 | 0,027830 | AB MEDICA GROUP, S.A. | | CIP: 100022578867/ REF:99.850.04 | Muy buena oferta. Cumple todos los requerimientos tecnicos y es muy adecuada para el uso al que va destinado | 20 |
| | 71 | SU.PC.SANI.01.17.20.101000 | E28324 | ESPECULO DESECHABLE PARA OTOSCOPIO/ adultos-DIAMETRO:[4-4]Eq. compatible:Ri-Scope, Ri- Star, Ri-Former de RIESTER | 64.680 | 21% | 0,023000 | 0,027830 | ASMEDIC, S.L.U. | | CIP: 100022607466 /REF: 00550 | Muy buena oferta. Cumple todos los requerimientos tecnicos y es muy adecuada para el uso al que va destinado | 20 |
| | 72 | SU.PC.SANI.01.17.20.102000 | E28821 | ESPECULO DESECHABLE PARA OTOSCOPIO/ niños-DIAMETRO:[2.5-2.5]Eq. compatible:heine f.o | 14.000 | 21% | 0,073400 | 0,088814 | AB MEDICA GROUP, S.A. | | CIP: 100100719375/ REF:99.850.32A | Muy buena oferta. Cumple todos los requerimientos tecnicos y es muy adecuada para el uso al que va destinado | 20 |
| | 72 | SU.PC.SANI.01.17.20.102000 | E28821 | ESPECULO DESECHABLE PARA OTOSCOPIO/ niños-DIAMETRO:[2.5-2.5]Eq. compatible:heine f.o | 14.000 | 21% | 0,073400 | 0,088814 | ASMEDIC, S.L.U. | | REF:00551 | Muy buena oferta. Cumple todos los requerimientos tecnicos y es muy adecuada para el uso al que va destinado | 20 |
| | 73 | SU.PC.SANI.01.17.20.102000 | E28644 | ESPECULO DESECHABLE PARA OTOSCOPIO/ niños-DIAMETRO:[2.5-2.5]Eq. compatible:otoscopios ri-mini. pen-scope | 6.000 | 21% | 0,046320 | 0,056047 | AB MEDICA GROUP, S.A. | | CIP: 100011328831/ REF:99.850.32 | Muy buena oferta. Cumple todos los requerimientos tecnicos y es muy adecuada para el uso al que va destinado | 20 |
| | 73 | SU.PC.SANI.01.17.20.102000 | E28644 | ESPECULO DESECHABLE PARA OTOSCOPIO/ niños-DIAMETRO:[2.5-2.5]Eq. compatible:otoscopios ri-mini. pen-scope | 6.000 | 21% | 0,046320 | 0,056047 | ASMEDIC, S.L.U. | | REF:04955 | Muy buena oferta. Cumple todos los requerimientos tecnicos y es muy adecuada para el uso al que va destinado | 20 |
| | 74 | SU.PC.SANI.01.17.20.102000 | E28326 | ESPECULO DESECHABLE PARA OTOSCOPIO/ niños-DIAMETRO:[2.5-2.5]Eq. compatible:Ri-Scope, Ri- Star, Ri-Former de RIESTER | 66.358 | 21% | 0,024080 | 0,029137 | AB MEDICA GROUP, S.A. | | CIP: 100022578766/ REF:99.850.06 | Muy buena oferta. Cumple todos los requerimientos tecnicos y es muy adecuada para el uso al que va destinado | 20 |
| | 74 | SU.PC.SANI.01.17.20.102000 | E28326 | ESPECULO DESECHABLE PARA OTOSCOPIO/ niños-DIAMETRO:[2.5-2.5]Eq. compatible:Ri-Scope, Ri- Star, Ri-Former de RIESTER | 66.358 | 21% | 0,024080 | 0,029137 | ENDOOK EUROPA, S.L. | | CIP: 100100717759/ REF:ESPEC6 | Muy buena oferta. Cumple todos los requerimientos tecnicos y es muy adecuada para el uso al que va destinado | 20 |
| | 74 | SU.PC.SANI.01.17.20.102000 | E28326 | ESPECULO DESECHABLE PARA OTOSCOPIO/ niños-DIAMETRO:[2.5-2.5]Eq. compatible:Ri-Scope, Ri- Star, Ri-Former de RIESTER | 66.358 | 21% | 0,024080 | 0,029137 | ASMEDIC, S.L.U. | | CIP: 100022606759 / REF:00549 | Muy buena oferta. Cumple todos los requerimientos tecnicos y es muy adecuada para el uso al que va destinado | 20 |

| Agr | Lote | Clasificación | GC | Denominación | UdsLic | %iva | PreLicSinIVA | PreLicIVA | Proveedor | Var | Referencia | **INFORME TECNICO** | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 75 | SU.PC.SANI.01.17.20.102000 | E26806 | ESPECULO DESECHABLE PARA OTOSCOPIO/ niños-DIAMETRO:[2.75-2.75]Eq. compatible:welch allyn | 6.014 | 21% | 0,037200 | 0,045012 | AB MEDICA GROUP, S.A. | | CIP: 100100721396/ REF:7052433 | Muy buena oferta. Cumple todos los requerimientos tecnicos y es muy adecuada para el uso al que va destinado | 20 |
| | 75 | SU.PC.SANI.01.17.20.102000 | E26806 | ESPECULO DESECHABLE PARA OTOSCOPIO/ niños-DIAMETRO:[2.75-2.75]Eq. compatible:welch allyn | 6.014 | 21% | 0,037200 | 0,045012 | ENDOOK EUROPA, S.L. | | CIP: 100083813903/ REF:52432-UB | Muy buena oferta. Cumple todos los requerimientos tecnicos y es muy adecuada para el uso al que va destinado | 20 |
| | 76 | SU.PC.SANI.01.17.20.200000 | B47706 | TAPON DIAGNOSTICO DE HIPOACUSIA-DIAMETRO:[4-4]FORMA:cilindrica con base conica | 200 | 21% | 1,983471 | 2,400000 | ACP ELECTROMEDICINA, S.L. | | CIP: 100011479351 / REF: 1908 | Buena oferta pero menos adaptable que la presentada como variante | 13 |
| | 76 | SU.PC.SANI.01.17.20.200000 | B47706 | TAPON DIAGNOSTICO DE HIPOACUSIA-DIAMETRO:[4-4]FORMA:cilindrica con base conica | 200 | 21% | 1,983471 | 2,400000 | ACP ELECTROMEDICINA, S.L. | | CIP: 100115708076 / REF: 203219 | Muy buena oferta. Cumple todos los requerimientos tecnicos y es muy adecuada para el uso al que va destinado . Mas adaptable | 20 |
| | 77 | SU.PC.SANI.01.17.20.200000 | D44983 | TAPON DIAGNOSTICO DE HIPOACUSIA-DIAMETRO:[5-5]FORMA:arbol | 200 | 21% | 1,983471 | 2,400000 | ACP ELECTROMEDICINA, S.L. | | CIP: 100115713027 / REF: 203218 | Muy buena oferta. Cumple todos los requerimientos tecnicos y es muy adecuada para el uso al que va destinado . Mas adaptable | 20 |
| | 77 | SU.PC.SANI.01.17.20.200000 | D44983 | TAPON DIAGNOSTICO DE HIPOACUSIA-DIAMETRO:[5-5]FORMA:arbol | 200 | 21% | 1,983471 | 2,400000 | PRIM, S.A. | | CIP: 100011480564/ REF: 1918 | Buena oferta pero menos adaptable que la otra oferta presentada | 13 |
| | 78 | SU.PC.SANI.01.17.20.200001 | B51531 | EQ. DIAGNOSTICO DE HIPOACUSIA-LONGITUD ELECTRODO:[5-10] | 600 | 21% | 11,070000 | 13,394700 | ACP ELECTROMEDICINA, S.L. | | CIP: 100011326417 / REF: 40670 | Muy buena oferta. Cumple todos los requerimientos tecnicos y es muy adecuada para el uso al que va destinado . | 20 |
| | 79 | SU.PC.SANI.01.17.20.300002 | E86386 | PROTECTOR D/ GAFAS TEST DE IMPULSO CEFÁLICO vHIT-COMPOSICIÓN:foam | 100 | 21% | 11,491667 | 13,904917 | | | | DESIERTO | - |
| | 80 | SU.PC.SANI.01.17.99.215000 | B40236 | APOSITO PARA TRAQUEOSTOMIAS-Largo:[10-20)Ancho:[10-15] | 13.800 | 10% | 0,271028 | 0,298131 | LABORATORIOS INDAS, S.A.U. | | CIP: 100006108703 / REF: 1518902 | Muy buena oferta. Cumple todos los requerimientos tecnicos y es muy adecuada para el uso al que va destinado . | 20 |
| | 81 | SU.PC.SANI.01.17.99.215000 | E43376 | APOSITO PARA TRAQUEOSTOMIAS-Largo:[20-25)Ancho:[10-15] | 8.400 | 10% | 0,308407 | 0,339248 | LABORATORIOS INDAS, S.A.U. | | CIP: 100006107591/ REF: 1518901 | Muy buena oferta. Cumple todos los requerimientos tecnicos y es muy adecuada para el uso al que va destinado . | 20 |

Córdoba, 14 de mayo de 2019

El Director de la U.G.C.Otorrinolaringología Intercentros

El Jefe de Bloque Quirófanos ASNC

Responsable Enfermeria Pediatría HURS