INFORME DE VALORACIÓN DE CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS

PLS: CÓRDOBA

OBJI Sum.Material de Ventiloterapia (01.10)

Nº de EXPEDIENTE: 198/2019 (PAAM 10/19)

Agr	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERISTICAS TÉCNICAS	Unidades Contratación (2 AÑOS)	%iva	Precio Unitario sin IVA	Precio unitario con IVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
1	1	SU.PC.SANI.01.10.0 0.000000	C44048	EQ. OXIGENOTERAPIA C/ HUMIDIFICADOR Y RESISTENCIA / neonatos-Conexión distal:otra;Longitud de la alargadera:[0-300];		600	21%	43,100000	52,151000	ENDOOK EUROPA S.L.	OB	Ref.: RT329 CIP.: 100090299615	HUMIFICACIÓN CON CASCADA DE DOBLE CALENTADOR CON UN SOLO RAMAL QUE NO PRODUCE PROBLEMAS DE CONDENSACIONES, Y POR TANTO ES MUY ADECUADA PARA EL APORTE DE OXIGENOTERAPIA DE ALTO FLUJO A NEONATOS	20
1	1	SU.PC.SANI.01.10.0 0.000000	C44048	EQ. OXIGENOTERAPIA C/ HUMIDIFICADOR Y RESISTENCIA / neonatos-Conexión distal:otra;Longitud de la alargadera:[0-300];		600	21%	43,100000	52,151000	ACP ELECTROMEDICINA, S.L.	OB	Ref.: HF01-01 NS CIP.: 100129685442	HUMIFICACIÓN CON CASCADA DE DOBLE CALENTADOR CON UN SOLO RAMAL QUE PRODUCE PROBLEMAS DE CONDENSACIONES, Y POR TANTO NO ES ADECUADA PARA EL APORTE DE OXIGENOTERAPIA DE ALTO FLUJO A NEONATOS, AL ENTRAR AGUA EN LA NARIZ, LO QUE PROVOCA ALTA INCOMODIDAD EN EL NEONATO	5
1	2	SU.PC.SANI.01.10.0 0.400004	D67761	SONDA NASAL OXIGENO SILICONA TIPO GAFA PARA ALTO FLUJO / neonatos-Conexión distal:otra;Longitud de la alargadera:[0-300];	PARA NIÑOS HASTA 2 KG APROX	150	21%	14,650000	17,726500	ENDOOK EUROPA S.L.	OB	Ref.: BC2435*20 CIP.: 100130872846	GAFA CON ADAPTADOR A LA NARIZ EN FORMA CURVA Y MUY BLANDO POR SU MATERIAL DE SILICONA Y CON BUENA ADAPTACIÓN A LA ANATOMÍA DEL PACIENTE. UNA SÓLA CONEXIÓN AL CIRCUITO DE MUY FÁCIL ENSAMBLAJE	20
1	2	SU.PC.SANI.01.10.0 0.400004	D67761	SONDA NASAL OXIGENO SILICONA TIPO GAFA PARA ALTO FLUJO / neonatos-Conexión distal:otra;Longitud de la alargadera:[0-300];	PARA NIÑOS HASTA 2 KG APROX	150	21%	14,650000	17,726500	ACP ELECTROMEDICINA, S.L.	OB	Ref.: TROCHF-01 NS CIP.: 100130713446	GAFA CON ADAPTADOR A LA NARIZ EN FORMA RECTA Y MENOS BLANDO POR SU MATERIAL DE PVC Y POR TANTO CON PEOR ADAPTACIÓN A LA ANATOMÍA DEL PACIENTE. UNA SÓLA CONEXIÓN AL CIRCUITO DE ENSAMBLAJE MÁS COMPLEJO AL SER EL CONECTOR DE MATERIAL FLEXIBLE	7
1	2	SU.PC.SANI.01.10.0 0.400004	D67761	SONDA NASAL OXIGENO SILICONA TIPO GAFA PARA ALTO FLUJO / neonatos-Conexión distal:otra;Longitud de la alargadera:[0-300];	PARA NIÑOS HASTA 2 KG APROX	150	21%	14,650000	17,726500	ACP ELECTROMEDICINA, S.L.	V1	REF.: TROCHF-02 NS CIP.: 100130734054	GAFA CON ADAPTADOR A LA NARIZ EN FORMA RECTA Y MENOS BLANDO POR SU MATERIAL DE PVC Y POR TANTO CON PEOR ADAPTACIÓN A LA ANATOMÍA DEL PACIENTE. UNA SÓLA CONEXIÓN AL CIRCUITO DE ENSAMBLAJE MÁS COMPLEJO AL SER EL CONECTOR DE MATERIAL FLEXIBLE	7
1	3	SU.PC.SANI.01.10.0 0.400005	D59137	SONDA NASAL OXIGENO SILICONA TIPO GAFA PARA ALTO FLUJO / pediátrica-Conexión distal:otra;Longitud de la alargadera:[0-300];	PARA NIÑOS DE ENTRE 2 Y 5 KG APROX	150	21%	14,650000	17,726500	ENDOOK EUROPA S.L.	OB	Ref.: BC3780-20 CIP.: 100096572376	GAFA CON ADAPTADOR A LA NARIZ EN FORMA CURVA Y MUY BLANDO POR SU MATERIAL DE SILICONA Y CON BUENA ADAPTACIÓN A LA ANATOMÍA DEL PACIENTE. UNA SÓLA CONEXIÓN AL CIRCUITO DE MUY FÁCIL ENSAMBLAJE	20
1	3	SU.PC.SANI.01.10.0 0.400005	D59137	SONDA NASAL OXIGENO SILICONA TIPO GAFA PARA ALTO FLUJO / pediátrica-Conexión distal:otra;Longitud de la alargadera:[0-300];	PARA NIÑOS DE ENTRE 2 Y 5 KG APROX	150	21%	14,650000	17,726500	ACP ELECTROMEDICINA, S.L.	OB	Ref.: TROCHF-03 NS CIP.: 100130713547	GAFA CON ADAPTADOR A LA NARIZ EN FORMA RECTA Y MENOS BLANDO POR SU MATERIAL DE PVC Y POR TANTO CON PEOR ADAPTACIÓN A LA ANATOMÍA DEL PACIENTE. UNA SÓLA CONEXIÓN AL CIRCUITO DE ENSAMBLAJE MÁS COMPLEJO AL SER EL CONECTOR DE MATERIAL FLEXIBLE	7
1	4	SU.PC.SANI.01.10.0 0.400005	D59137	SONDA NASAL OXIGENO SILICONA TIPO GAFA PARA ALTO FLUJO / pediátrica-Conexión distal:otra;Longitud de la alargadera:[0-300];	NIÑOS DE ENTRE 5 Y 7 KG APROX	150	21%	14,650000	17,726500	ENDOOK EUROPA S.L.	OB	Ref.: BC2755*20 CIP.: 100130863451	GAFA CON ADAPTADOR A LA NARIZ EN FORMA CURVA Y MUY BLANDO POR SU MATERIAL DE SILICONA Y CON BUENA ADAPTACIÓN A LA ANATOMÍA DEL PACIENTE. UNA SÓLA CONEXIÓN AL CIRCUITO DE MUY FÁCIL ENSAMBLAJE	20
1	4	SU.PC.SANI.01.10.0 0.400005	D59137	SONDA NASAL OXIGENO SILICONA TIPO GAFA PARA ALTO FLUJO / pediátrica-Conexión distal:otra;Longitud de la alargadera:[0-300];	NIÑOS DE ENTRE 5 Y 7 KG APROX	150	21%	14,650000	17,726500	ACP ELECTROMEDICINA, S.L.	OB	Ref.: TROCHF-04 NS CIP.: 100130713648	GAFA CON ADAPTADOR A LA NARIZ EN FORMA RECTA Y MENOS BLANDO POR SU MATERIAL DE PVC Y POR TANTO CON PEOR ADAPTACIÓN A LA ANATOMÍA DEL PACIENTE. UNA SÓLA CONEXIÓN AL CIRCUITO DE ENSAMBLAJE MÁS COMPLEJO AL SER EL CONECTOR DE MATERIAL FLEXIBLE	7
1	5	SU.PC.SANI.01.10.0 0.400005	D59137	SONDA NASAL OXIGENO SILICONA TIPO GAFA PARA ALTO FLUJO / pediátrica-Conexión distal:otra;Longitud de la alargadera:[0-300];	NIÑOS DE ENTRE 7 Y 12 KG APROX	150	21%	14,650000	17,726500	ENDOOK EUROPA S.L.	OB	Ref.: BC2745*20 CIP.: 100130872947	GAFA CON ADAPTADOR A LA NARIZ EN FORMA CURVA Y MUY BLANDO POR SU MATERIAL DE SILICONA Y CON BUENA ADAPTACIÓN A LA ANATOMÍA DEL PACIENTE. UNA SÓLA CONEXIÓN AL CIRCUITO DE MUY FÁCIL ENSAMBLAJE	20
1	5	SU.PC.SANI.01.10.0 0.400005	D59137	SONDA NASAL OXIGENO SILICONA TIPO GAFA PARA ALTO FLUJO / pediátrica-Conexión distal:otra;Longitud de la alargadera:[0-300];	NIÑOS DE ENTRE 7 Y 12 KG APROX	150	21%	14,650000	17,726500	ACP ELECTROMEDICINA, S.L.	OB	Ref.: TROCHF-05 NS CIP.: 100130723043	GAFA CON ADAPTADOR A LA NARIZ EN FORMA RECTA Y MENOS BLANDO POR SU MATERIAL DE PVC Y POR TANTO CON PEOR ADAPTACIÓN A LA ANATOMÍA DEL PACIENTE. UNA SÓLA CONEXIÓN AL CIRCUITO DE ENSAMBLAJE MÁS COMPLEJO AL SER EL CONECTOR DE MATERIAL FLEXIBLE	7
2	6	SU.PC.SANI.01.10.0 0.400000	D70611	SONDA NASAL OXIGENO SILICONA TIPO GAFA PARA ALTO FLUJO / adulto-Conexión distal:otra;	PEQUEÑA	160	21%	28,000000	33,880000	ENDOOK EUROPA S.L.	OB	Ref.: OPT942 CIP.: 100100351854	LA PIEZA QUE ADAPTA A LA NARIZ ES MUY BLANDA, POR LO QUE SE TOLERA MEJOR Y PRODUCE MENOS DECÚBITO. EL ARNÉS DE SUJECCIÓN ES LIGERO Y APORTA SUJECCIÓN A LA TUBULADURA, POR LO QUE LA TRACCIÓN DE LA GAFA NASAL ES MENOR, EVITANDO SU DESPLAZAMIENTO. LA FICHA TÉCNICA ESPECIFICA QUE LA TUBULADURA ES DE UN MATERIAL TRANSPIRABLE QUE GENERA MÍNIMA CONDENSACIÓN	20

Agr	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERISTICAS TÉCNICAS	Unidades Contratación (2 AÑOS)	%iva	Precio Unitario sin IVA	Precio unitario con IVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
2	6	SU.PC.SANI.01.10.00.400000	D70611	SONDA NASAL OXIGENO SILICONA TIPO GAFA PARA ALTO FLUJO / adulto-Conexión distal:otra;	PEQUEÑA	160	21%	28,000000	33,880000	DRAGER MEDICAL HISPANIA, S.A.	OB	Ref.: MP05511 CIP.:100131383303	LA PIEZA QUE ADAPTA A LA NARIZ ES MÁS DURA Y MÁS PESADA, POR LO QUE SE TOLERA PEOR PUDIENDO GENERAR MAYOR DECÚBITO. EL ARNÉS DE SUJECCIÓN ES ADECUADO, EVITANDO EL DESPLAZAMIENTO, APORTA SUJECCIÓN A LA TUBULADURA, POR LO QUE LA TRACCIÓN DE LA GAFA NASAL ES MENOR, EVITANDO OCASIONAR SU DESPLAZAMIENTO. EN LA FICHA TÉCNICA SE MENCIONA QUE LA TUBULADURA ES DE UN MATERIAL TRANSPIRABLE QUE GENERA MÍNIMA CONDENSACIÓN	13
2	6	SU.PC.SANI.01.10.00.400000	D70611	SONDA NASAL OXIGENO SILICONA TIPO GAFA PARA ALTO FLUJO / adulto-Conexión distal:otra;	PEQUEÑA	160	21%	28,000000	33,880000	LINDE MEDICAL, S.L.U.	OB	Ref.: 200030401 CIP.: 100123568666	LA PIEZA QUE ADAPTA A LA NARIZ ES MÁS DURA , POR LO QUE SE TOLERA PEOR PUDIENDO GENERAR MAYOR DECÚBITO. EL ARNÉS DE SUJECCIÓN ES ADECUADO, EVITANDO EL DESPLAZAMIENTO, NO APORTA SUJECCIÓN A LA TUBULADURA, POR LO QUE LA TRACCIÓN DE LA GAFA NASAL ES MAYOR, PUDIENDO OCASIONAR SU DESPLAZAMIENTO. EN LA FICHA TÉCNICA NO SE MENCIONA QUE LA TUBULADURA SEA DE UN MATERIAL TRANSPIRABLE QUE GENERE MÍNIMA CONDENSACIÓN	7
2	6	SU.PC.SANI.01.10.00.400000	D70611	SONDA NASAL OXIGENO SILICONA TIPO GAFA PARA ALTO FLUJO / adulto-Conexión distal:otra;	PEQUEÑA	160	21%	28,000000	33,880000	PALEX MEDICAL, S.A.	OB	Ref.: 1134196 CIP.: 100130854268	LA PIEZA QUE ADAPTA A LA NARIZ ES MÁS DURA , POR LO QUE SE TOLERA PEOR PUDIENDO GENERAR MAYOR DECÚBITO. EL ARNÉS DE SUJECCIÓN ES DE DOBLE ANCLAJE, EVITANDO EL DESPLAZAMIENTO, PERO NO APORTA SUJECCIÓN A LA TUBULADURA, POR LO QUE LA TRACCIÓN DE LA GAFA NASAL ES MAYOR, PUDIENDO OCASIONAR SU DESPLAZAMIENTO. EN LA FICHA TÉCNICA NO SE MENCIONA QUE LA TUBULADURA SEA DE UN MATERIAL TRANSPIRABLE POR LO QUE NO SE ASEGURA QUE GENERE MÍNIMA CONDENSACIÓN	7
2	7	SU.PC.SANI.01.10.00.400000	D70611	SONDA NASAL OXIGENO SILICONA TIPO GAFA PARA ALTO FLUJO / adulto-Conexión distal:otra;	MEDIANA	200	21%	28,000000	33,880000	DRAGER MEDICAL HISPANIA, S.A.	OB	Ref.: MP05512 CIP.:100131383808	LA PIEZA QUE ADAPTA A LA NARIZ ES MÁS DURA Y MÁS PESADA, POR LO QUE SE TOLERA PEOR PUDIENDO GENERAR MAYOR DECÚBITO. EL ARNÉS DE SUJECCIÓN ES ADECUADO, EVITANDO EL DESPLAZAMIENTO, APORTA SUJECCIÓN A LA TUBULADURA, POR LO QUE LA TRACCIÓN DE LA GAFA NASAL ES MENOR, EVITANDO OCASIONAR SU DESPLAZAMIENTO. EN LA FICHA TÉCNICA SE MENCIONA QUE LA TUBULADURA ES DE UN MATERIAL TRANSPIRABLE QUE GENERA MÍNIMA CONDENSACIÓN	13
2	7	SU.PC.SANI.01.10.00.400000	D70611	SONDA NASAL OXIGENO SILICONA TIPO GAFA PARA ALTO FLUJO / adulto-Conexión distal:otra;	MEDIANA	200	21%	28,000000	33,880000	ENDOOK EUROPA S.L.	OB	Ref.: OPT944 CIP.: 100100361653	LA PIEZA QUE ADAPTA A LA NARIZ ES MUY BLANDA, POR LO QUE SE TOLERA MEJOR Y PRODUCE MENOS DECÚBITO. EL ARNÉS DE SUJECCIÓN ES LIGERO Y APORTA SUJECCIÓN A LA TUBULADURA, POR LO QUE LA TRACCIÓN DE LA GAFA NASAL ES MENOR, EVITANDO SU DESPLAZAMIENTO. LA FICHA TÉCNICA ESPECIFICA QUE LA TUBULADURA ES DE UN MATERIAL TRANSPIRABLE QUE GENERA MÍNIMA CONDENSACIÓN	20
2	7	SU.PC.SANI.01.10.00.400000	D70611	SONDA NASAL OXIGENO SILICONA TIPO GAFA PARA ALTO FLUJO / adulto-Conexión distal:otra;	MEDIANA	200	21%	28,000000	33,880000	LINDE MEDICAL, S.L.U.	OB	Ref.: 200030402 CIP.: 100123569070	LA PIEZA QUE ADAPTA A LA NARIZ ES MÁS DURA , POR LO QUE SE TOLERA PEOR PUDIENDO GENERAR MAYOR DECÚBITO. EL ARNÉS DE SUJECCIÓN ES ADECUADO, EVITANDO EL DESPLAZAMIENTO, NO APORTA SUJECCIÓN A LA TUBULADURA, POR LO QUE LA TRACCIÓN DE LA GAFA NASAL ES MAYOR, PUDIENDO OCASIONAR SU DESPLAZAMIENTO. EN LA FICHA TÉCNICA NO SE MENCIONA QUE LA TUBULADURA SEA DE UN MATERIAL TRANSPIRABLE QUE GENERE MÍNIMA CONDENSACIÓN	7
2	7	SU.PC.SANI.01.10.00.400000	D70611	SONDA NASAL OXIGENO SILICONA TIPO GAFA PARA ALTO FLUJO / adulto-Conexión distal:otra;	MEDIANA	200	21%	28,000000	33,880000	PALEX MEDICAL, S.A.	OB	Ref.: 1134197 CIP.: 100130854066	LA PIEZA QUE ADAPTA A LA NARIZ ES MÁS DURA , POR LO QUE SE TOLERA PEOR PUDIENDO GENERAR MAYOR DECÚBITO. EL ARNÉS DE SUJECCIÓN ES DE DOBLE ANCLAJE, EVITANDO EL DESPLAZAMIENTO, PERO NO APORTA SUJECCIÓN A LA TUBULADURA, POR LO QUE LA TRACCIÓN DE LA GAFA NASAL ES MAYOR, PUDIENDO OCASIONAR SU DESPLAZAMIENTO. EN LA FICHA TÉCNICA NO SE MENCIONA QUE LA TUBULADURA SEA DE UN MATERIAL TRANSPIRABLE POR LO QUE NO SE ASEGURA QUE GENERE MÍNIMA CONDENSACIÓN	7

Agr	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERISTICAS TÉCNICAS	Unidades Contratación (2 AÑOS)	%iva	Precio Unitario sin IVA	Precio unitario con IVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
2	8	SU.PC.SANI.01.10.00.400000	D70611	SONDA NASAL OXIGENO SILICONA TIPO GAFA PARA ALTO FLUJO / adulto-Conexión distal:otra;	GRANDE	200	21%	28,000000	33,880000	DRAGER MEDICAL HISPANIA, S.A.	OB	Ref.: MP05513 CIP.:100131383909	LA PIEZA QUE ADAPTA A LA NARIZ ES MÁS DURA Y MÁS PESADA, POR LO QUE SE TOLERA PEOR PUDIENDO GENERAR MAYOR DECÚBITO. EL ARNÉS DE SUJECCIÓN ES ADECUADO, EVITANDO EL DESPLAZAMIENTO, APORTA SUJECCIÓN A LA TUBULADURA, POR LO QUE LA TRACCIÓN DE LA GAFA NASAL ES MENOR, EVITANDO OCASIONAR SU DESPLAZAMIENTO. EN LA FICHA TÉCNICA SE MENCIONA QUE LA TUBULADURA ES DE UN MATERIAL TRANSPIRABLE QUE GENERA MÍNIMA CONDENSACIÓN	13
2	8	SU.PC.SANI.01.10.00.400000	D70611	SONDA NASAL OXIGENO SILICONA TIPO GAFA PARA ALTO FLUJO / adulto-Conexión distal:otra;	GRANDE	200	21%	28,000000	33,880000	PALEX MEDICAL, S.A.	OB	Ref.: 1134198 CIP.: 100130854369	LA PIEZA QUE ADAPTA A LA NARIZ ES MÁS DURA , POR LO QUE SE TOLERA PEOR PUDIENDO GENERAR MAYOR DECÚBITO. EL ARNÉS DE SUJECCIÓN ES DE DOBLE ANCLAJE, EVITANDO EL DESPLAZAMIENTO, PERO NO APORTA SUJECCIÓN A LA TUBULADURA, POR LO QUE LA TRACCIÓN DE LA GAFA NASAL ES MAYOR, PUDIENDO OCASIONAR SU DESPLAZAMIENTO. EN LA FICHA TÉCNICA NO SE MENCIONA QUE LA TUBULADURA SEA DE UN MATERIAL TRANSPIRABLE POR LO QUE NO SE ASEGURA QUE GENERE MÍNIMA CONDENSACIÓN	7
2	8	SU.PC.SANI.01.10.00.400000	D70611	SONDA NASAL OXIGENO SILICONA TIPO GAFA PARA ALTO FLUJO / adulto-Conexión distal:otra;	GRANDE	200	21%	28,000000	33,880000	ENDOOK EUROPA S.L.	OB	Ref.: OPT946 CIP.: 100100361754	LA PIEZA QUE ADAPTA A LA NARIZ ES MUY BLANDA, POR LO QUE SE TOLERA MEJOR Y PRODUCE MENOS DECÚBITO. EL ARNÉS DE SUJECCIÓN ES LIGERO Y APORTA SUJECCIÓN A LA TUBULADURA, POR LO QUE LA TRACCIÓN DE LA GAFA NASAL ES MENOR, EVITANDO SU DESPLAZAMIENTO. LA FICHA TÉCNICA ESPECIFICA QUE LA TUBULADURA ES DE UN MATERIAL TRANSPIRABLE QUE GENERA MÍNIMA CONDENSACIÓN	20
2	8	SU.PC.SANI.01.10.00.400000	D70611	SONDA NASAL OXIGENO SILICONA TIPO GAFA PARA ALTO FLUJO / adulto-Conexión distal:otra;	GRANDE	200	21%	28,000000	33,880000	LINDE MEDICAL, S.L.U.	OB	Ref.: 200030403 CIP.: 10012357098	LA PIEZA QUE ADAPTA A LA NARIZ ES MÁS DURA , POR LO QUE SE TOLERA PEOR PUDIENDO GENERAR MAYOR DECÚBITO. EL ARNÉS DE SUJECCIÓN ES ADECUADO, EVITANDO EL DESPLAZAMIENTO, NO APORTA SUJECCIÓN A LA TUBULADURA, POR LO QUE LA TRACCIÓN DE LA GAFA NASAL ES MAYOR, PUDIENDO OCASIONAR SU DESPLAZAMIENTO. EN LA FICHA TÉCNICA NO SE MENCIONA QUE LA TUBULADURA SEA DE UN MATERIAL TRANSPIRABLE QUE GENERE MÍNIMA CONDENSACIÓN	7
3	9	SU.PC.SANI.01.10.04.200005	D92420	MASCARILLA LARINGEA REFORZADA-Tamaño:niño;Talla:[2-2];		140	10%	15,000000	16,500000	TELEFLEX MEDICAL, S.A.U.	OB	Ref.: 105220-000020 CIP.: 100021192565	NO SE PUEDE VALORAR LA OFERTA AL NO HABER PRESENTADO MUESTRA	-
3	9	SU.PC.SANI.01.10.04.200005	D92420	MASCARILLA LARINGEA REFORZADA-Tamaño:niño;Talla:[2-2];		140	10%	15,000000	16,500000	MBA INCORPORADO, S.L.	OB	Ref.. MLF20D CIP.: 100088835021	ES LA OFERTA QUE PRESENTA MEJOR ADAPTACIÓN Y MENOR MOVIMIENTO DE LA MISMA, LO QUE LA HACE MUY ADECUADA Y SEGURA PARA LAS ANESTESIAS GENERALES PEDIÁTRICAS. EL MATERIAL DE SELLADO ES DE SILICONA, LO QUE LO HACE MUY ADECUADO PARA EVITAR LA IRRITACIÓN DE LAS MUCOSAS	20
3	9	SU.PC.SANI.01.10.04.200005	D92420	MASCARILLA LARINGEA REFORZADA-Tamaño:niño;Talla:[2-2];		140	10%	15,000000	16,500000	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	OB	Ref.: 8002001 CIP.: 100014864242	LA CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN ES INFERIOR A A DE OTRAS OFERTAS,LO CUAL PUEDE PROVOCAR UN MAYOR MOVIMIENTO DE LA MISMA DURANTE LA INTERVENCIÓN EN LAS ANESTESIAS GENERALES PEDIÁTRICAS	7
3	9	SU.PC.SANI.01.10.04.200005	D92420	MASCARILLA LARINGEA REFORZADA-Tamaño:niño;Talla:[2-2];		140	10%	15,000000	16,500000	FIRMA AMBU, S.L.	OB	Ref.: 327200000 CIP.: 100013594517	LA CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN ES ALGO INFERIOR A LA DE LA MEJOR OFERTA VALORADA, LO QUE LA HACE ADECUADA PARA LAS ANESTESIAS GENERALES PEDIÁTRICAS	13
3	9	SU.PC.SANI.01.10.04.200005	D92420	MASCARILLA LARINGEA REFORZADA-Tamaño:niño;Talla:[2-2];		140	10%	15,000000	16,500000	LABORATORIOS CAIR ESPAÑA, S.L.U.	OB	Ref.: KM858 CIP.: 100130863855	EL TUBO ES MUY RÍGIDO, CON LO QUE NO SE ADAPTA ADECUADAMENTE A LAS NECESIDADES DEL PACIENTE PEDIÁTRICO. ASÍMISMO EL SELLADO DE LA MASCARILLA ES DE UN MATERIAL QUE RESULTA MÁS IRRITATIVO PARA LA MUCOSA DE LOS NIÑOS	5
3	10	SU.PC.SANI.01.10.04.200005	C69134	MASCARILLA LARINGEA REFORZADA-Tamaño:niño;Talla:[2.5-2.5];		160	10%	15,000000	16,500000	FIRMA AMBU, S.L.	OB	Ref.: 327250000 CIP.: 100013594618	LA CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN ES ALGO INFERIOR A LA DE LA MEJOR OFERTA VALORADA, LO QUE LA HACE ADECUADA PARA LAS ANESTESIAS GENERALES PEDIÁTRICAS	13
3	10	SU.PC.SANI.01.10.04.200005	C69134	MASCARILLA LARINGEA REFORZADA-Tamaño:niño;Talla:[2.5-2.5];		160	10%	15,000000	16,500000	TELEFLEX MEDICAL, S.A.U.	OB	REF.: 105220-000025 CIP.: 100021192767	NO SE PUEDE VALORAR LA OFERTA AL NO HABER PRESENTADO MUESTRA	-
3	10	SU.PC.SANI.01.10.04.200005	C69134	MASCARILLA LARINGEA REFORZADA-Tamaño:niño;Talla:[2.5-2.5];		160	10%	15,000000	16,500000	LABORATORIOS CAIR ESPAÑA, S.L.U.	OB	Ref.: KM848 CIP.: 100130882948	EL TUBO ES MUY RÍGIDO, CON LO QUE NO SE ADAPTA ADECUADAMENTE A LAS NECESIDADES DEL PACIENTE PEDIÁTRICO. ASÍMISMO EL SELLADO DE LA MASCARILLA ES DE UN MATERIAL QUE RESULTA MÁS IRRITATIVO PARA LA MUCOSA DE LOS NIÑOS	5
3	10	SU.PC.SANI.01.10.04.200005	C69134	MASCARILLA LARINGEA REFORZADA-Tamaño:niño;Talla:[2.5-2.5];		160	10%	15,000000	16,500000	MBA INCORPORADO, S.L.	OB	Ref.. MLF25D CIP.: 100088835122	ES LA OFERTA QUE PRESENTA MEJOR ADAPTACIÓN Y MENOR MOVIMIENTO DE LA MISMA, LO QUE LA HACE MUY ADECUADA Y SEGURA PARA LAS ANESTESIAS GENERALES PEDIÁTRICAS	20

Agr	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERISTICAS TÉCNICAS	Unidades Contratación (2 AÑOS)	%iva	Precio Unitario sin IVA	Precio unitario con IVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
3	10	SU.PC.SANI.01.10.04.200005	C69134	MASCARILLA LARINGEA REFORZADA-Tamaño:niño;Talla:[2.5-2.5];		160	10%	15,000000	16,500000	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	OB	Ref.: 8025001 CIP.: 100010923840	LA CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN ES INFERIOR A A DE OTRAS OFERTAS,LO CUAL PUEDE PROVOCAR UN MAYOR MOVIMIENTO DE LA MISMA DURANTE LA INTERVENCIÓN EN LAS ANESTESIAS GENERALES PEDIÁTRICAS	7
3	11	SU.PC.SANI.01.10.04.200005	C80041	MASCARILLA LARINGEA REFORZADA-Tamaño:niño;Talla:[3-3];		100	10%	15,000000	16,500000	FIRMA AMBU, S.L.	OB	Ref.: 327300000 CIP.: 100013594719	LA CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN ES ALGO INFERIOR A LA DE LA MEJOR OFERTA VALORADA, LO QUE LA HACE ADECUADA PARA LAS ANESTESIAS GENERALES PEDIÁTRICAS	13
3	11	SU.PC.SANI.01.10.04.200005	C80041	MASCARILLA LARINGEA REFORZADA-Tamaño:niño;Talla:[3-3];		100	10%	15,000000	16,500000	TELEFLEX MEDICAL, S.A.U.	OB	Ref.: 105220-000030 CIP.: 100021192666	NO SE PUEDE VALORAR LA OFERTA AL NO HABER PRESENTADO MUESTRA	-
3	11	SU.PC.SANI.01.10.04.200005	C80041	MASCARILLA LARINGEA REFORZADA-Tamaño:niño;Talla:[3-3];		100	10%	15,000000	16,500000	LABORATORIOS CAIR ESPAÑA, S.L.U.	OB	Ref.: KM838 CIP.: 100130864067	EL TUBO ES MUY RÍGIDO, CON LO QUE NO SE ADAPTA ADECUADAMENTE A LAS NECESIDADES DEL PACIENTE PEDIÁTRICO. ASÍMISMO EL SELLADO DE LA MASCARILLA ES DE UN MATERIAL QUE RESULTA MÁS IRRITATIVO PARA LA MUCOSA DE LOS NIÑOS	5
3	11	SU.PC.SANI.01.10.04.200005	C80041	MASCARILLA LARINGEA REFORZADA-Tamaño:niño;Talla:[3-3];		100	10%	15,000000	16,500000	MBA INCORPORADO, S.L.	OB	Ref.. MLF30D CIP.: 100088821686	ES LA OFERTA QUE PRESENTA MEJOR ADAPTACIÓN Y MENOR MOVIMIENTO DE LA MISMA, LO QUE LA HACE MUY ADECUADA Y SEGURA PARA LAS ANESTESIAS GENERALES PEDIÁTRICAS	20
3	11	SU.PC.SANI.01.10.04.200005	C80041	MASCARILLA LARINGEA REFORZADA-Tamaño:niño;Talla:[3-3];		100	10%	15,000000	16,500000	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	OB	Ref.: 8003001 CIP.: 100010923941	LA CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN ES INFERIOR A A DE OTRAS OFERTAS,LO CUAL PUEDE PROVOCAR UN MAYOR MOVIMIENTO DE LA MISMA DURANTE LA INTERVENCIÓN EN LAS ANESTESIAS GENERALES PEDIÁTRICAS	7
4	12	SU.PC.SANI.01.10.04.200007	C55316	MASCARILLA LARINGEA DOBLE VIA DESECHABLE-Tamaño:adulto;Talla:[4-4];		1.502	10%	20,900000	22,990000	TELEFLEX MEDICAL, S.A.U.	OB	Ref.: 175040 CIP.: 100089844912	LA OFERTA PRESENTADA, AUN SIENDO DE CALIDAD ADECUADA, PRESENTA EL INCONVENIENTE DE QUE NO DISPONE DE UN CANAL DE TRABAJO QUE PERMITA REALIZAR INTUBACIÓN A TRAVÉS DE LA MARCARILLA, LO QUE SUPONE LA NECESIDAD DE RETIRAR LA MASCARILLA LARÍNGEA EN CASO DE PRECISARSE INTUBACIÓN	7
4	12	SU.PC.SANI.01.10.04.200007	C55316	MASCARILLA LARINGEA DOBLE VIA DESECHABLE-Tamaño:adulto;Talla:[4-4];		1.502	10%	20,900000	22,990000	MBA INCORPORADO, S.L.	OB	Ref.: 408400000 CIP.: 100089669449	LA OFERTA PRESENTADA DISPONE DE UN CANAL DE TRABAJO QUE PERMITE REALIZAR INTUBACIÓN A TRAVÉS DE LA MARCARILLA, LO QUE EVITA LA NECESIDAD DE RETIRAR LA MASCARILLA LARÍNGEA EN CASO DE PRECISARSE INTUBACIÓN	20
4	13	SU.PC.SANI.01.10.04.200007	C55314	MASCARILLA LARINGEA DOBLE VIA DESECHABLE-Tamaño:adulto;Talla:[5-5];		560	10%	20,900000	22,990000	TELEFLEX MEDICAL, S.A.U.	OB	Ref.: 175050 CIP.: 100089844710	LA OFERTA PRESENTADA, AUN SIENDO DE CALIDAD ADECUADA, PRESENTA EL INCONVENIENTE DE QUE NO DISPONE DE UN CANAL DE TRABAJO QUE PERMITA REALIZAR INTUBACIÓN A TRAVÉS DE LA MARCARILLA, LO QUE SUPONE LA NECESIDAD DE RETIRAR LA MASCARILLA LARÍNGEA EN CASO DE PRECISARSE INTUBACIÓN	7
4	13	SU.PC.SANI.01.10.04.200007	C55314	MASCARILLA LARINGEA DOBLE VIA DESECHABLE-Tamaño:adulto;Talla:[5-5];		560	10%	20,900000	22,990000	MBA INCORPORADO, S.L.	OB	Ref.: 408500000 CIP.: 100089659549	LA OFERTA PRESENTADA DISPONE DE UN CANAL DE TRABAJO QUE PERMITE REALIZAR INTUBACIÓN A TRAVÉS DE LA MARCARILLA, LO QUE EVITA LA NECESIDAD DE RETIRAR LA MASCARILLA LARÍNGEA EN CASO DE PRECISARSE INTUBACIÓN. EL MATERIAL DE SELLADO ES DE MUY BUENA CALIDAD	20
5	14	SU.PC.SANI.01.10.04.200007	E03317	MASCARILLA LARINGEA DOBLE VIA DESECHABLE-Tamaño:neonato;Talla:[1-1];		40	10%	20,900000	22,990000	TELEFLEX MEDICAL, S.A.U.	OB	Ref.: 175010 CIP.: 100089855822	LA OFERTA PRESENTA EL INCONVENIENTE DE QUE NO DISPONE DE UN CANAL DE TRABAJO QUE PERMITA REALIZAR INTUBACIÓN A TRAVÉS DE LA MARCARILLA, LO QUE SUPONE LA NECESIDAD DE RETIRAR LA MASCARILLA LARÍNGEA EN CASO DE PRECISARSE INTUBACIÓN. ADEMÁS DE MATERIAL DE SELLADO ES DE MENOR CALIDAD	7
5	14	SU.PC.SANI.01.10.04.200007	E03317	MASCARILLA LARINGEA DOBLE VIA DESECHABLE-Tamaño:neonato;Talla:[1-1];		40	10%	20,900000	22,990000	MBA INCORPORADO, S.L.	OB	Ref.: 408100000 CIP.: 100100152349	LA OFERTA PRESENTADA DISPONE DE UN CANAL DE TRABAJO QUE PERMITE REALIZAR INTUBACIÓN A TRAVÉS DE LA MARCARILLA, LO QUE EVITA LA NECESIDAD DE RETIRAR LA MASCARILLA LARÍNGEA EN CASO DE PRECISARSE INTUBACIÓN	20
5	15	SU.PC.SANI.01.10.04.200007	E47164	MASCARILLA LARINGEA DOBLE VIA DESECHABLE-Tamaño:niño;Talla:[1.5-1.5];		260	10%	20,900000	22,990000	TELEFLEX MEDICAL, S.A.U.	OB	Ref.: 175015 CIP.: 100089844811	LA OFERTA PRESENTA EL INCONVENIENTE DE QUE NO DISPONE DE UN CANAL DE TRABAJO QUE PERMITA REALIZAR INTUBACIÓN A TRAVÉS DE LA MARCARILLA, LO QUE SUPONE LA NECESIDAD DE RETIRAR LA MASCARILLA LARÍNGEA EN CASO DE PRECISARSE INTUBACIÓN. ADEMÁS DE MATERIAL DE SELLADO ES DE MENOR CALIDAD	7
5	15	SU.PC.SANI.01.10.04.200007	E47164	MASCARILLA LARINGEA DOBLE VIA DESECHABLE-Tamaño:niño;Talla:[1.5-1.5];		260	10%	20,900000	22,990000	MBA INCORPORADO, S.L.	OB	Ref.: 408150000 CIP.: 100100164269	LA OFERTA PRESENTADA DISPONE DE UN CANAL DE TRABAJO QUE PERMITE REALIZAR INTUBACIÓN A TRAVÉS DE LA MARCARILLA, LO QUE EVITA LA NECESIDAD DE RETIRAR LA MASCARILLA LARÍNGEA EN CASO DE PRECISARSE INTUBACIÓN	20

Agr	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERISTICAS TÉCNICAS	Unidades Contratación (2 AÑOS)	%iva	Precio Unitario sin IVA	Precio unitario con IVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
5	16	SU.PC.SANI.01.10.04.200007	D60398	MASCARILLA LARINGEA DOBLE VIA DESECHABLE-Tamaño:niño;Talla:[2-2];		900	10%	20,900000	22,990000	TELEFLEX MEDICAL, S.A.U.	OB	Ref.: 175020 CIP.: 100089844417	LA OFERTA PRESENTA EL INCONVENIENTE DE QUE NO DISPONE DE UN CANAL DE TRABAJO QUE PERMITA REALIZAR INTUBACIÓN A TRAVÉS DE LA MARCARILLA, LO QUE SUPONE LA NECESIDAD DE RETIRAR LA MASCARILLA LARÍNGEA EN CASO DE PRECISARSE INTUBACIÓN. ADEMÁS DE MATERIAL DE SELLADO ES DE MENOR CALIDAD	7
5	16	SU.PC.SANI.01.10.04.200007	D60398	MASCARILLA LARINGEA DOBLE VIA DESECHABLE-Tamaño:niño;Talla:[2-2];		900	10%	20,900000	22,990000	MBA INCORPORADO, S.L.	OB	Ref.: 408200000 CIP.: 100100152541	LA OFERTA PRESENTADA DISPONE DE UN CANAL DE TRABAJO QUE PERMITE REALIZAR INTUBACIÓN A TRAVÉS DE LA MARCARILLA, LO QUE EVITA LA NECESIDAD DE RETIRAR LA MASCARILLA LARÍNGEA EN CASO DE PRECISARSE INTUBACIÓN	20
5	17	SU.PC.SANI.01.10.04.200007	E47104	MASCARILLA LARINGEA DOBLE VIA DESECHABLE-Tamaño:niño;Talla:[2.5-2.5];		620	10%	20,900000	22,990000	TELEFLEX MEDICAL, S.A.U.	OB	Ref.: 175025 CIP.: 100089844518	LA OFERTA PRESENTA EL INCONVENIENTE DE QUE NO DISPONE DE UN CANAL DE TRABAJO QUE PERMITA REALIZAR INTUBACIÓN A TRAVÉS DE LA MARCARILLA, LO QUE SUPONE LA NECESIDAD DE RETIRAR LA MASCARILLA LARÍNGEA EN CASO DE PRECISARSE INTUBACIÓN. ADEMÁS DE MATERIAL DE SELLADO ES DE MENOR CALIDAD	7
5	17	SU.PC.SANI.01.10.04.200007	E47104	MASCARILLA LARINGEA DOBLE VIA DESECHABLE-Tamaño:niño;Talla:[2.5-2.5];		620	10%	20,900000	22,990000	MBA INCORPORADO, S.L.	OB	Ref.: 408250000 CIP.: 100100164360	LA OFERTA PRESENTADA DISPONE DE UN CANAL DE TRABAJO QUE PERMITE REALIZAR INTUBACIÓN A TRAVÉS DE LA MARCARILLA, LO QUE EVITA LA NECESIDAD DE RETIRAR LA MASCARILLA LARÍNGEA EN CASO DE PRECISARSE INTUBACIÓN	20
5	18	SU.PC.SANI.01.10.04.200007	C55317	MASCARILLA LARINGEA DOBLE VIA DESECHABLE-Tamaño:niño;Talla:[3-3];		1.136	10%	20,900000	22,990000	TELEFLEX MEDICAL, S.A.U.	OB	Ref.: 175030 CIP.: 100089844619	LA OFERTA PRESENTA EL INCONVENIENTE DE QUE NO DISPONE DE UN CANAL DE TRABAJO QUE PERMITA REALIZAR INTUBACIÓN A TRAVÉS DE LA MARCARILLA, LO QUE SUPONE LA NECESIDAD DE RETIRAR LA MASCARILLA LARÍNGEA EN CASO DE PRECISARSE INTUBACIÓN. ADEMÁS DE MATERIAL DE SELLADO ES DE MENOR CALIDAD	7
5	18	SU.PC.SANI.01.10.04.200007	C55317	MASCARILLA LARINGEA DOBLE VIA DESECHABLE-Tamaño:niño;Talla:[3-3];		1.136	10%	20,900000	22,990000	MBA INCORPORADO, S.L.	OB	Ref.: 408300000 CIP.: 100089669540	LA OFERTA PRESENTADA DISPONE DE UN CANAL DE TRABAJO QUE PERMITE REALIZAR INTUBACIÓN A TRAVÉS DE LA MARCARILLA, LO QUE EVITA LA NECESIDAD DE RETIRAR LA MASCARILLA LARÍNGEA EN CASO DE PRECISARSE INTUBACIÓN	20
6	19	SU.PC.SANI.01.10.04.300006	C55307	CANULA SUPRAGLOTICA-Tamaño:adulto;NUMERACION:[3-3];		556	10%	16,000000	17,600000	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	OB	Ref.: 8703 CIP.: 100071569421	LA OFERTA ES MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	20
6	20	SU.PC.SANI.01.10.04.300006	C55308	CANULA SUPRAGLOTICA-Tamaño:adulto;NUMERACION:[4-4];		1.678	10%	16,000000	17,600000	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	OB	Ref.: 8704 CIP.: 100071579422	LA OFERTA ES MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	20
6	21	SU.PC.SANI.01.10.04.300006	C55309	CANULA SUPRAGLOTICA-Tamaño:adulto;NUMERACION:[5-5];		320	10%	16,000000	17,600000	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	OB	Ref.: 8705 CIP.: 100071569522	LA OFERTA ES MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	20
6	22	SU.PC.SANI.01.10.04.300006	C73076	CANULA SUPRAGLOTICA-Tamaño:niño;NUMERACION:[2-2];		130	10%	16,000000	17,600000	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	OB	Ref.: 8202 CIP.: 100014864545	LA OFERTA ES MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	20
7	23	SU.PC.SANI.01.10.13.000006	B40731	EQUIPO COMPLETO PARA CPAP CON SISTEMA ABIERTO SIN VÁLVULA PEEP-Tamaño:extragrande;		20	21%	60,109100	72,732011	VYGON S.A.U.	OB	Ref.: V08776602 C IP.: 100107154669	LA OFERTA ES MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	20
7	24	SU.PC.SANI.01.10.13.000006	B39971	EQUIPO COMPLETO PARA CPAP CON SISTEMA ABIERTO SIN VÁLVULA PEEP-Tamaño:grande;		500	21%	60,109100	72,732011	VYGON S.A.U.	OB	Ref.: V08776604 CIP.: 100107165377	LA OFERTA ES MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	20
7	25	SU.PC.SANI.01.10.13.000006	B40730	EQUIPO COMPLETO PARA CPAP CON SISTEMA ABIERTO SIN VÁLVULA PEEP-Tamaño:mediano;		70	21%	60,109100	72,732011	VYGON S.A.U.	OB	Ref.: V08776601 CIP.: 100107154760	LA OFERTA ES MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	20
8	26	SU.PC.SANI.01.10.13.000011	E76358	CIRCUITO NASAL ALTO FLUJO /pediátrico-Tamaño:neonato;	DE 8 A 25 LITROS	60	21%	65,120000	78,795200	ENDOOK EUROPA S.L.	OB	Ref.: RT330 CIP.: 100107495007	LA OFERTA ES MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	20
8	27	SU.PC.SANI.01.10.13.300000	E11126	CANULA DOBLE NASAL PARA CPAP y BIPAP / pediátrico-Eq. compatible:BCPAP de F&P o Ventilador;Diametro del septo:[2.0-2.9];	DIAMETRO DEL SEPTO DE 2,6	60	21%	53,247934	64,430000	ENDOOK EUROPA S.L.	OB	Ref.: OPT316C CIP.: 100111032843	LA OFERTA ES MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	20
8	28	SU.PC.SANI.01.10.13.300000	E11126	CANULA DOBLE NASAL PARA CPAP y BIPAP / pediátrico-Eq. compatible:BCPAP de F&P o Ventilador;Diametro del septo:[2.0-2.9];	DIAMETRO DEL SEPTO DE 2,8	60	21%	53,247934	64,430000	ENDOOK EUROPA S.L.	OB	Ref.: OPT318C CIP.: 100111033156	LA OFERTA ES MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	20
9	29	SU.PC.SANI.01.10.13.020000	B40733	EQUIPO COMPLETO PARA CPAP-Tamaño:grande;	EQUIPO SÓLO PARA SISTEMA DE CPAP	450	21%	16,000000	19,360000	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	OB	Ref.: 2036072 CIP.: 100014319742	LA OFERTA ES MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	20
9	30	SU.PC.SANI.01.10.13.501000	B39662	VALVULA PEEP H²O-Presión de válvula:10.0;		50	21%	8,000000	9,680000	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	OB	Ref.: 2210 CIP.: 100007566124	LA OFERTA ES MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	20
9	31	SU.PC.SANI.01.10.13.501000	B62088	VALVULA PEEP H²O-Presión de válvula:5.0;		170	21%	8,000000	9,680000	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	OB	Ref.: 2205 CIP.: 100007562083	LA OFERTA ES MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	20
9	32	SU.PC.SANI.01.10.13.501000	B42250	VALVULA PEEP H²O-Presión de válvula:7.5;		220	21%	8,000000	9,680000	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	OB	Ref.: 2207 CIP.: 100007556224	LA OFERTA ES MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	20

Agr	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERISTICAS TÉCNICAS	Unidades Contratación (2 AÑOS)	%iva	Precio Unitario sin IVA	Precio unitario con IVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
10	33	SU.PC.SANI.01.10.13.020000	B83732	EQUIPO COMPLETO PARA CPAP-Tamaño:mediano;	EQUIPO COMPLETO PARA VENTILACIÓN NO INVASIVA. ARNÉS CON ALTA RESISTENCIA QUE PERMITA LA RETIRADA DE LA MASCARILLA PARA LOS DESCANSOS SIN NECESIDAD DE RETIRAR EL DISPOSITIVO DE SUJECCIÓN, CON POSIBILIDAD DE ROTACIÓN DE LOS PUNTOS DE ANCLAJE PARA EVITAR DECÚBITO. ALMOHADILLADO DE SILICONA. MASCARILLA QUE PERMITA EL USO CON DIFERENTES VENTILADORES. VALVULA ANTIAFIXIA. AJUSTE DE FUGA PARA QUE NO VAYA HACIA LOS OJOS. CON DISPONIBILIDAD DE CODOS PARA ADAPTACIÓN A NEBULIZACIÓN	280	21%	52,600000	63,646000	PALEX MEDICAL, S.A.	OB	Re.: 1072643 CIP.: 100069780249	LA OFERTA ES MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	20
10	33	SU.PC.SANI.01.10.13.020000	B83732	EQUIPO COMPLETO PARA CPAP-Tamaño:mediano;	EQUIPO COMPLETO PARA VENTILACIÓN NO INVASIVA. ARNÉS CON ALTA RESISTENCIA QUE PERMITA LA RETIRADA DE LA MASCARILLA PARA LOS DESCANSOS SIN NECESIDAD DE RETIRAR EL DISPOSITIVO DE SUJECCIÓN, CON POSIBILIDAD DE ROTACIÓN DE LOS PUNTOS DE ANCLAJE PARA EVITAR DECÚBITO. ALMOHADILLADO DE SILICONA. MASCARILLA QUE PERMITA EL USO CON DIFERENTES VENTILADORES. VALVULA ANTIAFIXIA. AJUSTE DE FUGA PARA QUE NO VAYA HACIA LOS OJOS. CON DISPONIBILIDAD DE CODOS PARA ADAPTACIÓN A NEBULIZACIÓN	280	21%	52,600000	63,646000	LINDE MEDICAL, S.L.U.	OB	Ref.: 21403780 CIP.: 100098491653	LA OFERTA PRESENTADA NO CUMPLE LA CARACTERÍSTICA DEL PPT RELATIVA A LA DISPONIBILIDAD DE CODOS PARA ADAPTACIÓN A NEBULIZACIÓN	0
10	34	SU.PC.SANI.01.10.13.020000	B40733	EQUIPO COMPLETO PARA CPAP-Tamaño:grande;	EQUIPO COMPLETO PARA VENTILACIÓN NO INVASIVA. ARNÉS CON ALTA RESISTENCIA QUE PERMITA LA RETIRADA DE LA MASCARILLA PARA LOS DESCANSOS SIN NECESIDAD DE RETIRAR EL DISPOSITIVO DE SUJECCIÓN, CON POSIBILIDAD DE ROTACIÓN DE LOS PUNTOS DE ANCLAJE PARA EVITAR DECÚBITO. ALMOHADILLADO DE SILICONA. MASCARILLA QUE PERMITA EL USO CON DIFERENTES VENTILADORES. VALVULA ANTIAFIXIA. AJUSTE DE FUGA PARA QUE NO VAYA HACIA LOS OJOS. CON DISPONIBILIDAD DE CODOS PARA ADAPTACIÓN A NEBULIZACIÓN	200	21%	52,600000	63,646000	PALEX MEDICAL, S.A.	OB	REF.: 1072644 CIP.: 100069771955	LA OFERTA ES MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	20
10	34	SU.PC.SANI.01.10.13.020000	B40733	EQUIPO COMPLETO PARA CPAP-Tamaño:grande;	EQUIPO COMPLETO PARA VENTILACIÓN NO INVASIVA. ARNÉS CON ALTA RESISTENCIA QUE PERMITA LA RETIRADA DE LA MASCARILLA PARA LOS DESCANSOS SIN NECESIDAD DE RETIRAR EL DISPOSITIVO DE SUJECCIÓN, CON POSIBILIDAD DE ROTACIÓN DE LOS PUNTOS DE ANCLAJE PARA EVITAR DECÚBITO. ALMOHADILLADO DE SILICONA. MASCARILLA QUE PERMITA EL USO CON DIFERENTES VENTILADORES. VALVULA ANTIAFIXIA. AJUSTE DE FUGA PARA QUE NO VAYA HACIA LOS OJOS. CON DISPONIBILIDAD DE CODOS PARA ADAPTACIÓN A NEBULIZACIÓN	200	21%	52,600000	63,646000	LINDE MEDICAL, S.L.U.	OB	Ref.: 22000502 CIP.: 100101201345	LA OFERTA PRESENTADA NO CUMPLE LA CARACTERÍSTICA DEL PPT RELATIVA A LA DISPONIBILIDAD DE CODOS PARA ADAPTACIÓN A NEBULIZACIÓN	0
10	35	SU.PC.SANI.01.10.13.020000	E87500	EQUIPO COMPLETO PARA CPAP-Tamaño:pequeño;	EQUIPO COMPLETO PARA VENTILACIÓN NO INVASIVA. ARNÉS CON ALTA RESISTENCIA QUE PERMITA LA RETIRADA DE LA MASCARILLA PARA LOS DESCANSOS SIN NECESIDAD DE RETIRAR EL DISPOSITIVO DE SUJECCIÓN, CON POSIBILIDAD DE ROTACIÓN DE LOS PUNTOS DE ANCLAJE PARA EVITAR DECÚBITO. ALMOHADILLADO DE SILICONA. MASCARILLA QUE PERMITA EL USO CON DIFERENTES VENTILADORES. VALVULA ANTIAFIXIA. AJUSTE DE FUGA PARA QUE NO VAYA HACIA LOS OJOS. CON DISPONIBILIDAD DE CODOS PARA ADAPTACIÓN A NEBULIZACIÓN	200	21%	52,600000	63,646000	LINDE MEDICAL, S.L.U.	OB	REF.: 21403781 CIP.: 100098483571	LA OFERTA PRESENTADA NO CUMPLE LA CARACTERÍSTICA DEL PPT RELATIVA A LA DISPONIBILIDAD DE CODOS PARA ADAPTACIÓN A NEBULIZACIÓN	0

Agr	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERISTICAS TÉCNICAS	Unidades Contratación (2 AÑOS)	%iva	Precio Unitario sin IVA	Precio unitario con IVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
10	35	SU.PC.SANI.01.10.13.020000	E87500	EQUIPO COMPLETO PARA CPAP-Tamaño:pequeño;	EQUIPO COMPLETO PARA VENTILACIÓN NO INVASIVA. ARNÉS CON ALTA RESISTENCIA QUE PERMITA LA RETIRADA DE LA MASCARILLA PARA LOS DESCANSOS SIN NECESIDAD DE RETIRAR EL DISPOSITIVO DE SUJECCIÓN, CON POSIBILIDAD DE ROTACIÓN DE LOS PUNTOS DE ANCLAJE PARA EVITAR DECÚBITO. ALMOHADILLADO DE SILICONA. MASCARILLA QUE PERMITA EL USO CON DIFERENTES VENTILADORES. VALVULA ANTIAFIXIA. AJUSTE DE FUGA PARA QUE NO VAYA HACIA LOS OJOS. CON DISPONIBILIDAD DE CODOS PARA ADAPTACIÓN A NEBULIZACIÓN	200	21%	52,600000	63,646000	PALEX MEDICAL, S.A.	OB	REF.: 1072642 CIP.: 100092770372	LA OFERTA ES MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	20
11	36	SU.PC.SANI.01.10.13.120000	B40747	MASCARILLA FACIAL PARA CPAP Y BIPAP CON VALVULA / adulto-Tamaño:grande;		234	21%	31,600000	38,236000	ACP ELECTROMEDICINA, S.L.	OB	REF.: 10-57100 CIP:: 100130563320	DISPONE DE 4 PUNTOS DE ANCLAJE NO ROTATORIOS, EL PUNTO DE APOYO CENTRAL NO DISPONE DE BALÓN NEUMÁTICO, Y ADEMÁS SU MATERIAL ES MENOS ADECUADO PARA EVITAR DECÚBITOS. EL SELLADO DE LA MASCARILLA NO ES NEUMÁTICO, POR LO QUE FAVORECE MENOS EL ADECUADO SELLADO DE LA MASCARILLA. EL ARNÉS ES ADAPTABLE. DISPONE DE VÁLVULA ANTIAXFISIA PERO NO DISPONE DE VÁLVULA ESPIRATORIA, CON LO QUE NO CUMPLE EL PPT	0
11	36	SU.PC.SANI.01.10.13.120000	B40747	MASCARILLA FACIAL PARA CPAP Y BIPAP CON VALVULA / adulto-Tamaño:grande;		234	21%	31,600000	38,236000	LABORATORIOS CAIR ESPAÑA, S.L.U.	OB	Ref.: KPM-001-M CIP.: 100086377790	DISPONE DE 4 PUNTOS DE ANCLAJE NO ROTATORIOS, EL PUNTO DE APOYO CENTRAL NO DISPONE DE BALÓN NEUMÁTICO. EL SELLADO DE LA MASCARILLA ES NEUMÁTICO, POR LO QUE FAVORECE EL ADECUADO SELLADO DE LA MASCARILLA. EL ARNÉS ES ADAPTABLE. DISPONE DE VÁLVULA ANTIAXFISIA PERO CON UN SISTEMA QUE HA QUEDADO YA OBSOLETO FRENTE A OTRAS OFERTAS. NO DISPONE DE VÁLVULA ESPIRATORIA, POR LO QUE NO CUMPLE EL PPT	0
11	36	SU.PC.SANI.01.10.13.120000	B40747	MASCARILLA FACIAL PARA CPAP Y BIPAP CON VALVULA / adulto-Tamaño:grande;		234	21%	31,600000	38,236000	ENDOOK EUROPA S.L.	OB	Ref.: RT040L CIP.: 100093306598	DISPONE DE 4 PUNTOS DE ANCLAJE NO ROTATORIOS, EL PUNTO DE APOYO CENTRAL NO DISPONE DE BALÓN NEUMÁTICO. EL SELLADO DE LA MASCARILLA NO ES NEUMÁTICO, POR LO QUE FAVORECE MENOS EL ADECUADO SELLADO DE LA MASCARILLA. EL ARNÉS ES ADAPTABLE. DISPONE DE VÁLVULA ANTIAXFISIA Y ESPIRATORIA	7
11	36	SU.PC.SANI.01.10.13.120000	B40747	MASCARILLA FACIAL PARA CPAP Y BIPAP CON VALVULA / adulto-Tamaño:grande;		234	21%	31,600000	38,236000	LINDE MEDICAL, S.L.U.	OB	Ref.: 21175992 CIP.: 100020413506	DISPONE DE 4 PUNTOS DE ANCLAJE NO ROTATORIOS, EL PUNTO DE APOYO CENTRAL NO DISPONE DE BALÓN NEUMÁTICO. EL SELLADO DE LA MASCARILLA NO ES NEUMÁTICO, POR LO QUE FAVORECE MENOS EL ADECUADO SELLADO DE LA MASCARILLA. EL ARNÉS ES ADAPTABLE. DISPONE DE VÁLVULA ANTIAXFISIA PERO NO ESPIRATORIA, CON LO QUE NO CUMPLE EL PPT	0
11	36	SU.PC.SANI.01.10.13.120000	B40747	MASCARILLA FACIAL PARA CPAP Y BIPAP CON VALVULA / adulto-Tamaño:grande;		234	21%	31,600000	38,236000	DRAGER MEDICAL HISPANIA, S.A.	OB	Ref.: MP01572 CIP.: 100027769093	DISPONE DE 6 PUNTOS DE ANCLAJE ROTATORIOS, ADEMÁS EL PUNTO DE APOYO CENTRAL DISPONE DE BALÓN NEUMÁTICO QUE EVITA EL DECÚBITO. EL SELLADO DE LA MASCARILLA ES NEUMÁTICO, CON LO QUE EVITA EL DECÚBITO Y PERMITE MEJOR SELLADO. EL ARNÉS ES TRANSPIRABLE. DISPONE DE VÁLVULA ANTIAXFISIA Y ESPIRATORIA	20
11	36	SU.PC.SANI.01.10.13.120000	B40747	MASCARILLA FACIAL PARA CPAP Y BIPAP CON VALVULA / adulto-Tamaño:grande;		234	21%	31,600000	38,236000	VYAIRE MEDICAL, S.L.	OB	Ref.: NIV040L CIP.: 100128502403	DISPONE DE 4 PUNTOS DE ANCLAJE NO ROTATORIOS, EL PUNTO DE APOYO CENTRAL NO DISPONE DE BALÓN NEUMÁTICO. EL SELLADO DE LA MASCARILLA NO ES NEUMÁTICO, POR LO QUE FAVORECE MENOS EL ADECUADO SELLADO DE LA MASCARILLA. EL ARNÉS ES ADAPTABLE. DISPONE DE VÁLVULA ANTIAXFISIA Y ESPIRATORIA. LA MASCARILLA SE DESMONTA EN DOS PIEZAS, LO CUAL SUPONE UNA DESVENTAJA PARA SU MANEJO.	7
11	37	SU.PC.SANI.01.10.13.120000	B40746	MASCARILLA FACIAL PARA CPAP Y BIPAP CON VALVULA / adulto-Tamaño:mediana;		220	21%	31,600000	38,236000	ACP ELECTROMEDICINA, S.L.	OB	Ref.: 10-57101 CIP.: 100130563421	DISPONE DE 4 PUNTOS DE ANCLAJE NO ROTATORIOS, EL PUNTO DE APOYO CENTRAL NO DISPONE DE BALÓN NEUMÁTICO, Y ADEMÁS SU MATERIAL ES MENOS ADECUADO PARA EVITAR DECÚBITOS. EL SELLADO DE LA MASCARILLA NO ES NEUMÁTICO, POR LO QUE FAVORECE MENOS EL ADECUADO SELLADO DE LA MASCARILLA. EL ARNÉS ES ADAPTABLE. DISPONE DE VÁLVULA ANTIAXFISIA PERO NO DISPONE DE VÁLVULA ESPIRATORIA, CON LO QUE NO CUMPLE EL PPT	0

Agr	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERISTICAS TÉCNICAS	Unidades Contratación (2 AÑOS)	%iva	Precio Unitario sin IVA	Precio unitario con IVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
11	37	SU.PC.SANI.01.10.13.120000	B40746	MASCARILLA FACIAL PARA CPAP Y BIPAP CON VALVULA / adulto-Tamaño:mediana;		220	21%	31,600000	38,236000	LINDE MEDICAL, S.L.U.	OB	Ref.: 21175993 CIP.: 100020412697	DISPONE DE 4 PUNTOS DE ANCLAJE NO ROTATORIOS, EL PUNTO DE APOYO CENTRAL NO DISPONE DE BALÓN NEUMÁTICO. EL SELLADO DE LA MASCARILLA NO ES NEUMÁTICO, POR LO QUE FAVORECE MENOS EL ADECUADO SELLADO DE LA MASCARILLA. EL ARNÉS ES ADAPTABLE. DISPONE DE VÁLVULA ANTIAXFISIA PERO NO ESPIRATORIA, CON LO QUE NO CUMPLE EL PPT	0
11	37	SU.PC.SANI.01.10.13.120000	B40746	MASCARILLA FACIAL PARA CPAP Y BIPAP CON VALVULA / adulto-Tamaño:mediana;		220	21%	31,600000	38,236000	VYAIRE MEDICAL, S.L.	OB	Ref.: NIV040M CIP.: 100128502504	DISPONE DE 4 PUNTOS DE ANCLAJE NO ROTATORIOS, EL PUNTO DE APOYO CENTRAL NO DISPONE DE BALÓN NEUMÁTICO. EL SELLADO DE LA MASCARILLA NO ES NEUMÁTICO, POR LO QUE FAVORECE MENOS EL ADECUADO SELLADO DE LA MASCARILLA. EL ARNÉS ES ADAPTABLE. DISPONE DE VÁLVULA ANTIAXFISIA Y ESPIRATORIA. LA MASCARILLA SE DESMONTA EN DOS PIEZAS, LO CUAL SUPONE UNA DESVENTAJA PARA SU MANEJO	7
11	37	SU.PC.SANI.01.10.13.120000	B40746	MASCARILLA FACIAL PARA CPAP Y BIPAP CON VALVULA / adulto-Tamaño:mediana;		220	21%	31,600000	38,236000	LABORATORIOS CAIR ESPAÑA, S.L.U.	OB	Ref.: KPM-002-M CIP.: 100086378003	DISPONE DE 4 PUNTOS DE ANCLAJE NO ROTATORIOS, EL PUNTO DE APOYO CENTRAL NO DISPONE DE BALÓN NEUMÁTICO. EL SELLADO DE LA MASCARILLA ES NEUMÁTICO, POR LO QUE FAVORECE EL ADECUADO SELLADO DE LA MASCARILLA. EL ARNÉS ES ADAPTABLE. DISPONE DE VÁLVULA ANTIAXFISIA PERO CON UN SISTEMA QUE HA QUEDADO YA OBSOLETO FRENTE A OTRAS OFERTAS. NO DISPONE DE VÁLVULA ESPIRATORIA, POR LO QUE NO CUMPLE EL PPT	0
11	37	SU.PC.SANI.01.10.13.120000	B40746	MASCARILLA FACIAL PARA CPAP Y BIPAP CON VALVULA / adulto-Tamaño:mediana;		220	21%	31,600000	38,236000	DRAGER MEDICAL HISPANIA, S.A.	OB	Ref.: MP01571 CIP.: 100027769194	DISPONE DE 6 PUNTOS DE ANCLAJE ROTATORIOS, ADEMÁS EL PUNTO DE APOYO CENTRAL DISPONE DE BALÓN NEUMÁTICO QUE EVITA EL DECÚBITO. EL SELLADO DE LA MASCARILLA ES NEUMÁTICO, CON LO QUE EVITA EL DECÚBITO Y PERMITE MEJOR SELLADO. EL ARNÉS ES TRANSPIRABLE. DISPONE DE VÁLCULA ANTIAXFISIA Y ESPIRATORIA	20
11	37	SU.PC.SANI.01.10.13.120000	B40746	MASCARILLA FACIAL PARA CPAP Y BIPAP CON VALVULA / adulto-Tamaño:mediana;		220	21%	31,600000	38,236000	ENDOOK EUROPA S.L.	OB	Ref.: RT040M CIP.: 100092780676	DISPONE DE 4 PUNTOS DE ANCLAJE NO ROTATORIOS, EL PUNTO DE APOYO CENTRAL NO DISPONE DE BALÓN NEUMÁTICO. EL SELLADO DE LA MASCARILLA NO ES NEUMÁTICO, POR LO QUE FAVORECE MENOS EL ADECUADO SELLADO DE LA MASCARILLA. EL ARNÉS ES ADAPTABLE. DISPONE DE VÁLCULA ANTIAXFISIA Y ESPIRATORIA	7
	38	SU.PC.SANI.01.10.00.100001	B39661	MASCARILLA OXIGENO CONCENTRACION VARIABLE / adultos-FiO2 max.:[50-50];	CON GRADUACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN INCLUIDA EN LA MASCARILLA. CON TAMAÑO SUFICIENTE PARA CUBRIR NARIZ Y BOCA DE LOS PACIENTES ADULTOS	56.932	21%	0,580000	0,701800	JUVAZQUEZ, S.L.	OB	Ref.: OX0100102 CIP.: 100097091319	SISTEMA DE REGULACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN NO FIJO A LA MASCARILLA, LO QUE RESULTA MENOS FUNCIONAL POR PRECISAR PARA SU UTILIZACIÓN UNA MAYOR MANIPULACIÓN	7
	38	SU.PC.SANI.01.10.00.100001	B39661	MASCARILLA OXIGENO CONCENTRACION VARIABLE / adultos-FiO2 max.:[50-50];	CON GRADUACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN INCLUIDA EN LA MASCARILLA. CON TAMAÑO SUFICIENTE PARA CUBRIR NARIZ Y BOCA DE LOS PACIENTES ADULTOS	56.932	21%	0,580000	0,701800	OXIGEM, S.L.	OB	Ref.: 41210XL CIP.: 100008262054	SISTEMA DE REGULACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN NO FIJO A LA MASCARILLA, LO QUE RESULTA MENOS FUNCIONAL POR PRECISAR PARA SU UTILIZACIÓN UNA MAYOR MANIPULACIÓN	7
	38	SU.PC.SANI.01.10.00.100001	B39661	MASCARILLA OXIGENO CONCENTRACION VARIABLE / adultos-FiO2 max.:[50-50];	CON GRADUACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN INCLUIDA EN LA MASCARILLA. CON TAMAÑO SUFICIENTE PARA CUBRIR NARIZ Y BOCA DE LOS PACIENTES ADULTOS	56.932	21%	0,580000	0,701800	LINDE MEDICAL, S.L.U.	OB	Ref.: 21152576 CIP.: 100013428540	SISTEMA DE REGULACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN FIJO A LA MASCARILLA, LO QUE FACILITA SU UTILIZACIÓN CON MENOR MANIPULACIÓN	20
	39	SU.PC.SANI.01.10.00.105000	B39361	MASCARILLA OXIGENO CON RESERVORIO / adultos - GC		5.524	21%	0,800000	0,968000	TELEFLEX MEDICAL, S.A.U.	OB	ReF.: 41007 CIP.: 100007549556	NO DISPONE DE POSIBILIDAD DE CIERRE DE LAS SALIDAS LATERALES, POR LO QUE SE PIERDE CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO	7
	39	SU.PC.SANI.01.10.00.105000	B39361	MASCARILLA OXIGENO CON RESERVORIO / adultos - GC		5.524	21%	0,800000	0,968000	OXIGEM, S.L.	OB	Ref.: 41310XL CIP.: 100008261549	LA OFERTA RESULTA ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	20
	39	SU.PC.SANI.01.10.00.105000	B39361	MASCARILLA OXIGENO CON RESERVORIO / adultos - GC		5.524	21%	0,800000	0,968000	VYAIRE MEDICAL, S.L.	OB	Ref.: 001203 CIP.: 100128466035	MASCARILLA FÁCILMENTE DEFORMABLE Y RESULTA ALGO PEQUEÑA PARA EL USO EN ADULTOS	7
	39	SU.PC.SANI.01.10.00.105000	B39361	MASCARILLA OXIGENO CON RESERVORIO / adultos - GC		5.524	21%	0,800000	0,968000	DRAGER MEDICAL HISPANIA, S.A.	OB	Ref.: MP01920 CIP.:100093327904	LA OFERTA RESULTA ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	20
	39	SU.PC.SANI.01.10.00.105000	B39361	MASCARILLA OXIGENO CON RESERVORIO / adultos - GC		5.524	21%	0,800000	0,968000	JUVAZQUEZ, S.L.	OB	Ref.: OX0700102 CIP.: 10010130216	LA FORMA DE LA MASCARILLA HACE QUE RESULTE POCO ADAPTABLE POR RESULTAR MUY LARGA, CON LO QUE PIERDE CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO	7
	39	SU.PC.SANI.01.10.00.105000	B39361	MASCARILLA OXIGENO CON RESERVORIO / adultos - GC		5.524	21%	0,800000	0,968000	ENDOOK EUROPA S.L.	OB	Ref.: MTW-L CIP.: 100130142974	LA MASCARILLA RESULTA ALGO PEQUEÑA PARA EL USO EN ADULTOS	5
	39	SU.PC.SANI.01.10.00.105000	B39361	MASCARILLA OXIGENO CON RESERVORIO / adultos - GC		5.524	21%	0,800000	0,968000	ENDOOK EUROPA S.L.	V1	Ref.: MTW-XL CIP.. 100130143085	LA OFERTA RESULTA ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	20
	39	SU.PC.SANI.01.10.00.105000	B39361	MASCARILLA OXIGENO CON RESERVORIO / adultos - GC		5.524	21%	0,800000	0,968000	IZASA HOSPITAL, S.L.	OB	Ref.: 623MACO2ACT CIP.: 100101151633	LA FORMA DE LA MASCARILLA HACE QUE RESULTE POCO ADAPTABLE POR RESULTAR MUY LARGA, CON LO QUE PIERDE CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO	7
	39	SU.PC.SANI.01.10.00.105000	B39361	MASCARILLA OXIGENO CON RESERVORIO / adultos - GC		5.524	21%	0,800000	0,968000	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	OB	Ref.: 1102 CIP.. 100000603909	LA OFERTA RESULTA ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	20

Agr	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERISTICAS TÉCNICAS	Unidades Contratación (2 AÑOS)	%iva	Precio Unitario sin IVA	Precio unitario con IVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
	40	SU.PC.SANI.01.10.00.111000	B39634	MASCARILLA OXIGENO CONCENTRACION VARIABLE C/TUBO COARRUGADO / pediátrico-FiO2 max.:[50-50];		3.886	21%	0,720000	0,871200	LINDE MEDICAL, S.L.U.	OB	Ref.: 22075020 CIP.: 100008267802	EL REGULADOR DE LA CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO ES DE UNA SÓLA PIEZA, Y DISPONE DE MARCAJE DE LAS DISTINTAS CONCENTRACIONES, REGULÁNDOSE ÉSTAS CON UN SIMPLE GIRO, LO CUAL FACILITA MUCHO SU USO. SE PRESENTA TOTALMENTE MONTADO, SIN PRECISARSE PUES MANIPULACIÓN PREVIA A SU USO	20
	40	SU.PC.SANI.01.10.00.111000	B39634	MASCARILLA OXIGENO CONCENTRACION VARIABLE C/TUBO COARRUGADO / pediátrico-FiO2 max.:[50-50];		3.886	21%	0,720000	0,871200	IZASA HOSPITAL, S.L.	OB	Ref.: 623MAVP CIP.: 100101152148	EL REGULADOR DE LA CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO NO ES DE UNA SÓLA PIEZA, SINO QUE DISPONE DE DISTINTOS REGULADORES DE LAS CONCENTRACIONES DE DIFERENTES COLORES, CON LO CUAL PRECISA DEL CAMBIO DE REGULADOR SEGÚN LA CONCENTRACIÓN DESEADA. ADEMÁS SE PRESENTA DESMONTADO, TODO ELLO HACE MÁS DIFÍCIL SU MANIPULACIÓN Y AUMENTA LA PROBABIIDAD DE ERROR	5
	41	SU.PC.SANI.01.10.00.201000	B62281	CAMARA EXPANSORA INHALACION AEROSOLES CON BOQUILLA / adultos - GC	CON CONEXIÓN UNIVERSAL. NO DESMONTABLE	774	21%	3,700000	4,477000	KEYLAB MEDICAL, S.L.	OB	Ref.: HS2003-050 CIP.: 100097212442	LA OFERTA ES ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	20
	42	SU.PC.SANI.01.10.00.206000	B39378	CAMARA EXPANSORA INHALACION AEROSOLES CON MASCARILLA / pediátrico - GC	CON CONEXIÓN UNIVERSAL. NO DESMONTABLE	100	21%	15,800000	19,118000	KEYLAB MEDICAL, S.L.	OB	Ref.: 1079825 CIP.: 100070557409	LA MASCARILLA POR SU CONFIGURACIÓN RESULTA MÁS ADAPTABLE A LA ANATOMÍA DEL PACIENTE PEDIÁTRICO. ASIMISMO LA VÁLVULA ANTIAFIXIA RESULTA MÁS VISIBLE Y DE MAYOR TAMAÑO	20
	42	SU.PC.SANI.01.10.00.206000	B39378	CAMARA EXPANSORA INHALACION AEROSOLES CON MASCARILLA / pediátrico - GC	CON CONEXIÓN UNIVERSAL. NO DESMONTABLE	100	21%	15,800000	19,118000	KEYLAB MEDICAL, S.L.	V1	Ref.: 1117490 CIP.: 100097122736	LA MASCARILLA POR SU CONFIGURACIÓN RESULTA MENOS ADAPTABLE A LA ANATOMÍA DEL PACIENTE PEDIÁTRICO. ASIMISMO LA VÁLVULA ANTIAFIXIA RESULTA MENOS VISIBLE Y DE MENOR TAMAÑO	7
	43	SU.PC.SANI.01.10.00.210000	B41690	NEBULIZADOR CON MASCARILLA / adultos - GC		138.058	21%	0,638000	0,771980	TELEFLEX MEDICAL, S.A.U.	OB	Ref.: 41893 CIP.: 100008819988	MASCARILLA FÁCILMENTE DEFORMABLE Y RESULTA ALGO PEQUEÑA PARA EL USO EN ADULTOS, BUENA CONEXIÓN ENTRE EL RESERVORIO Y EL NEBULIZADOR	13
	43	SU.PC.SANI.01.10.00.210000	B41690	NEBULIZADOR CON MASCARILLA / adultos - GC		138.058	21%	0,638000	0,771980	OXIGEM, S.L.	OB	Ref.: 42170XL CIP.: 100008262751	MASCARILLA CON BUENA ADAPTACIÓN A LA ANATOMÍA DEL PACIENTE, BUENA CONEXIÓN DEL RESERVORIO AL NEBULIZADOR	13
	43	SU.PC.SANI.01.10.00.210000	B41690	NEBULIZADOR CON MASCARILLA / adultos - GC		138.058	21%	0,638000	0,771980	VYAIRE MEDICAL, S.L.	OB	Ref.: 002433 CIP.: 100128500180	MASCARILLA FÁCILMENTE DEFORMABLE Y RESULTA ALGO PEQUEÑA PARA EL USO EN ADULTOS, BUENA CONEXIÓN ENTRE EL RESERVORIO Y EL NEBULIZADOR	13
	43	SU.PC.SANI.01.10.00.210000	B41690	NEBULIZADOR CON MASCARILLA / adultos - GC		138.058	21%	0,638000	0,771980	JUVAZQUEZ, S.L.	OB	Ref.: OX0600103 CIP.: 100097096369	LA FORMA DE LA MASCARILLA HACE QUE RESULTE POCO ADAPTABLE POR RESULTAR MUY LARGA, CON LO QUE PIERDE CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO	7
	43	SU.PC.SANI.01.10.00.210000	B41690	NEBULIZADOR CON MASCARILLA / adultos - GC		138.058	21%	0,638000	0,771980	ENDOOK EUROPA S.L.	OB	Ref.: MTN-L CIP.. 100130863552	LA MASCARILLA RESULTA ALGO PEQUEÑA PARA EL USO EN ADULTOS	5
	43	SU.PC.SANI.01.10.00.210000	B41690	NEBULIZADOR CON MASCARILLA / adultos - GC		138.058	21%	0,638000	0,771980	ENDOOK EUROPA S.L.	V1	Ref.: MTN-XL CIP.: 100130873159	MASCARILLA CON BUENA ADAPTACIÓN A LA ANATOMÍA DEL PACIENTE, BUENA CONEXIÓN DEL RESERVORIO AL NEBULIZADOR	13
	43	SU.PC.SANI.01.10.00.210000	B41690	NEBULIZADOR CON MASCARILLA / adultos - GC		138.058	21%	0,638000	0,771980	IZASA HOSPITAL, S.L.	OB	Ref.: 623NMA CIP.: 100122553210	LA FORMA DE LA MASCARILLA HACE QUE RESULTE POCO ADAPTABLE POR RESULTAR MUY LARGA, CON LO QUE PIERDE CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO. LA CONEXIÓN AL RESERVORIO RESULTA DURA Y DE DIFÍCIL ACOPLE	7
	43	SU.PC.SANI.01.10.00.210000	B41690	NEBULIZADOR CON MASCARILLA / adultos - GC		138.058	21%	0,638000	0,771980	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	OB	Ref.: 1453015 CIP.: 100130461996	MASCARILLA CON BUENA ADAPTACIÓN A LA ANATOMÍA DEL PACIENTE POR DISPONER DE SUPERFICIE DE SILICONA EN EL BORDE, BUENA CONEXIÓN DEL RESERVORIO AL NEBULIZADOR	20
	43	SU.PC.SANI.01.10.00.210000	B41690	NEBULIZADOR CON MASCARILLA / adultos - GC		138.058	21%	0,638000	0,771980	BIOMEDICA DIVISION HOSPITALARIA SELECT S.L.U.	OB	Ref.: BMOX0600103 CIP.: 100130863350	LA FORMA DE LA MASCARILLA HACE QUE RESULTE POCO ADAPTABLE POR RESULTAR MUY LARGA, CON LO QUE PIERDE CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO	7
	44	SU.PC.SANI.01.10.00.211000	B41607	NEBULIZADOR CON MASCARILLA / pediátrico - GC		28.760	21%	0,648000	0,784080	TELEFLEX MEDICAL, S.A.U.	OB	Ref.: 41894 CIP.: 100008820090	MASCARILLA CON BUENA ADAPTACIÓN AL MENTÓN DEL PACIENTE PEDIÁTRICO, CON CORRECTO SISTEMA DE SUJECCIÓN	20
	44	SU.PC.SANI.01.10.00.211000	B41607	NEBULIZADOR CON MASCARILLA / pediátrico - GC		28.760	21%	0,648000	0,784080	OXIGEM, S.L.	OB	Ref.: 42170M CIP.: 100008262953	MASCARILLA CON BUENA ADAPTACIÓN AL MENTÓN DEL PACIENTE PEDIÁTRICO, CON CORRECTO SISTEMA DE SUJECCIÓN	20
	44	SU.PC.SANI.01.10.00.211000	B41607	NEBULIZADOR CON MASCARILLA / pediátrico - GC		28.760	21%	0,648000	0,784080	VYAIRE MEDICAL, S.L.	OB	Ref.: 002444 CIP.: 100128500483	MASCARILLA CON BUENA ADAPTACIÓN AL MENTÓN DEL PACIENTE PEDIÁTRICO, CON CORRECTO SISTEMA DE SUJECCIÓN	20
	44	SU.PC.SANI.01.10.00.211000	B41607	NEBULIZADOR CON MASCARILLA / pediátrico - GC		28.760	21%	0,648000	0,784080	DRAGER MEDICAL HISPANIA, S.A.	OB	Ref.: MP05265 CIP.: 100131373807	MASCARILLA CON BUENA ADAPTACIÓN AL MENTÓN DEL PACIENTE PEDIÁTRICO, CON CORRECTO SISTEMA DE SUJECCIÓN	20
	44	SU.PC.SANI.01.10.00.211000	B41607	NEBULIZADOR CON MASCARILLA / pediátrico - GC		28.760	21%	0,648000	0,784080	JUVAZQUEZ, S.L.	OB	Ref.: OX0610103 CIP.: 100097096561	MASCARILLA CON BUENA ADAPTACIÓN AL MENTÓN DEL PACIENTE PEDIÁTRICO, CON CORRECTO SISTEMA DE SUJECCIÓN	20
	44	SU.PC.SANI.01.10.00.211000	B41607	NEBULIZADOR CON MASCARILLA / pediátrico - GC		28.760	21%	0,648000	0,784080	ENDOOK EUROPA S.L.	OB	Ref.. MTN-S CIP.: 100130873250	LA MASCARILLA RESULTA ALGO PEQUEÑA PARA BUENA PARTE DE LOS PACIENTES PEDIÁTRICOS	7
	44	SU.PC.SANI.01.10.00.211000	B41607	NEBULIZADOR CON MASCARILLA / pediátrico - GC		28.760	21%	0,648000	0,784080	ENDOOK EUROPA S.L.	V1	Ref.: MTN-M CIP.: 100130873351	MASCARILLA CON BUENA ADAPTACIÓN AL MENTÓN DEL PACIENTE PEDIÁTRICO, CON CORRECTO SISTEMA DE SUJECCIÓN	20

Agr	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERISTICAS TÉCNICAS	Unidades Contratación (2 AÑOS)	%iva	Precio Unitario sin IVA	Precio unitario con IVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
	44	SU.PC.SANI.01.10.00.211000	B41607	NEBULIZADOR CON MASCARILLA / pediátrico - GC		28.760	21%	0,648000	0,784080	IZASA HOSPITAL, S.L.	OB	Ref.: 623NMP CIP.: 100122553311	MASCARILLA CON BUENA ADAPTACIÓN AL MENTÓN DEL PACIENTE PEDIÁTRICO, CON CORRECTO SISTEMA DE SUJECCIÓN, AUNQUE EL TRAMO DESDE EL NEBULIZADOR A LA MASCARILLA ES MÁS LARGO QUE EL DE OTRAS OFERTAS, LO CUAL RESULTA MENOS CONFORTABLE PARA EL PACIENTE PEDIÁTRICO	13
	44	SU.PC.SANI.01.10.00.211000	B41607	NEBULIZADOR CON MASCARILLA / pediátrico - GC		28.760	21%	0,648000	0,784080	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	OB	Ref.: 1454015 CIP.: 100031177220	MASCARILLA CON MUY BUENA ADAPTACIÓN AL MENTÓN DEL PACIENTE PEDIÁTRICO, CON CORRECTO SISTEMA DE SUJECCIÓN	20
	45	SU.PC.SANI.01.10.00.345000	B41477	NEBULIZADOR CON ADAPTADOR A CIRCUITOS RESPIRATORIOS-Tipo de conexión:t;		2.800	21%	0,820000	0,992200	TELEFLEX MEDICAL, S.A.U.	OB	Ref.: 41891 CIP.: 100008820696	DISPONE DE CONEXIONES UNIVERSALES CON DIFERENTES DIÁMETROS EN LOS EXTREMOS, CON LO QUE SE ADAPTA A DIFERENTES SISTEMAS DE TUBOS, MASCARILLAS Y CONECTORES	20
	45	SU.PC.SANI.01.10.00.345000	B41477	NEBULIZADOR CON ADAPTADOR A CIRCUITOS RESPIRATORIOS-Tipo de conexión:t;		2.800	21%	0,820000	0,992200	LINDE MEDICAL, S.L.U.	OB	Ref.: 21075081 CIP.: 100008267509	LA CAZOLETA DONDE SE PONE LA MEDICACIÓN BASCULA AL CONECTARSE A LA TUBULADURA, LO QUE PROVOCA QUE CAMBIE EL NIVEL DEL LIQUIDO Y LA NEBULIZACIÓN NO SEA HOMOGÉNEA	5
	45	SU.PC.SANI.01.10.00.345000	B41477	NEBULIZADOR CON ADAPTADOR A CIRCUITOS RESPIRATORIOS-Tipo de conexión:t;		2.800	21%	0,820000	0,992200	VYAIRE MEDICAL, S.L.	OB	Ref.: 002435 CIP.: 100130743247	DISPONE DE CONEXIONES UNIVERSALES CON DIFERENTES DIÁMETROS EN LOS EXTREMOS, CON LO QUE SE ADAPTA A DIFERENTES SISTEMAS DE TUBOS, MASCARILLAS Y CONECTORES	20
	45	SU.PC.SANI.01.10.00.345000	B41477	NEBULIZADOR CON ADAPTADOR A CIRCUITOS RESPIRATORIOS-Tipo de conexión:t;		2.800	21%	0,820000	0,992200	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	OB	Ref.: 2605 CIP.: 100014862424	DISPONE DE CONEXIONES UNIVERSALES CON DIFERENTES DIÁMETROS EN LOS EXTREMOS, CON LO QUE SE ADAPTA A DIFERENTES SISTEMAS DE TUBOS, MASCARILLAS Y CONECTORES	20
	46	SU.PC.SANI.01.10.00.400001	D44662	SONDA NASAL OXIGENO SILICONA TIPO GAFA / neonatos-Peso:[0-1400];Conexión distal:otra;Longitud de la alargadera:[0-300];		792	21%	9,818200	11,880022	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	OB	Ref.: 1160 CIP.: 100085182023	LA SONDA NASAL ESTABLECE LA FICHA TÉCNICA QUE ES DE MATERIALES PLÁSTICOS, CON LO QUE NO CUMPLE PPT AL SOLICITARSE DE SILICONA	-
	46	SU.PC.SANI.01.10.00.400001	D44662	SONDA NASAL OXIGENO SILICONA TIPO GAFA / neonatos-Peso:[0-1400];Conexión distal:otra;Longitud de la alargadera:[0-300];		792	21%	9,818200	11,880022	VYGON S.A.U.	OB	Ref.: 2593.08 CIP.: 100014201458	LA SONDA ES DE SILICONA Y ES MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	20
	47	SU.PC.SANI.01.10.00.400006	D60390	SONDA TRAQUEOTOMIA OXIGENO SILICONA PARA ALTO FLUJO-Longitud de la alargadera:[0-300];		240	21%	21,150000	25,591500	ENDOOK EUROPA S.L.	OB	Ref.: OPT970 CIP.: 100121233388	LA OFERTA ES MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	20
	47	SU.PC.SANI.01.10.00.400006	D60390	SONDA TRAQUEOTOMIA OXIGENO SILICONA PARA ALTO FLUJO-Longitud de la alargadera:[0-300];		240	21%	21,150000	25,591500	LINDE MEDICAL, S.L.U.	OB	Ref.: 200030407 CIP.: 100130658187	LA OFERTA ES MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	20
	48	SU.PC.SANI.01.10.00.401000	B39513	SONDA NASAL OXIGENO TIPO GAFA / adultos-Conexión distal:luer;Longitud de la alargadera:[0-300];		141.258	21%	0,207000	0,250470	ENDOOK EUROPA S.L.	OB	Ref.: CTND-140 CIP.: 100130903465	LA ALARGADERA DE COEXIÓN AL OXÍGENO RESULTA CORTA AL SER DE 140 CM, LO QUE DIFICULTA LA MOVILIDAD DEL PACIENTE	5
	48	SU.PC.SANI.01.10.00.401000	B39513	SONDA NASAL OXIGENO TIPO GAFA / adultos-Conexión distal:luer;Longitud de la alargadera:[0-300];		141.258	21%	0,207000	0,250470	ENDOOK EUROPA S.L.	V1	Ref.: CTND-200 CIP.: 100130903566	LA ALARGADERA DE CONEXIÓN AL OXÍGENO RESULTA ADECUADA AL SER DE 200 CM, LO QUE FACILITA LA MOVILIDAD DEL PACIENTE. LAS CÁNULAS NASALES SON RÍGIDAS, LO CUAL HACE MÁS PROBABLE QUE CAUSE ÚLCERAS POR DECÚBITO	7
	48	SU.PC.SANI.01.10.00.401000	B39513	SONDA NASAL OXIGENO TIPO GAFA / adultos-Conexión distal:luer;Longitud de la alargadera:[0-300];		141.258	21%	0,207000	0,250470	DRAGER MEDICAL HISPANIA, S.A.	OB	Ref.: MP02922 CIP.:	LA ALARGADERA DE CONEXIÓN AL OXÍGENO RESULTA ADECUADA AL SER DE 200 CM, LO QUE FACILITA LA MOVILIDAD DEL PACIENTE. LAS CÁNULAS NASALES SON SUAVES, LO CUAL HACE POCO PROBABLE QUE CAUSE ÚLCERAS POR DECÚBITO	20
	48	SU.PC.SANI.01.10.00.401000	B39513	SONDA NASAL OXIGENO TIPO GAFA / adultos-Conexión distal:luer;Longitud de la alargadera:[0-300];		141.258	21%	0,207000	0,250470	OXIGEM, S.L.	OB	Reef.: 62150M CIP.: 100008263367	LA ALARGADERA DE CONEXIÓN AL OXÍGENO RESULTA ADECUADA AL SER DE 200 CM, LO QUE FACILITA LA MOVILIDAD DEL PACIENTE. LAS CÁNULAS NASALES SON RÍGIDAS, LO CUAL HACE MÁS PROBABLE QUE CAUSE ÚLCERAS POR DECÚBITO	7
	48	SU.PC.SANI.01.10.00.401000	B39513	SONDA NASAL OXIGENO TIPO GAFA / adultos-Conexión distal:luer;Longitud de la alargadera:[0-300];		141.258	21%	0,207000	0,250470	IZASA HOSPITAL, S.L.	OB	Ref.: 623GO2NAT2M CIP.: 100101064755	LA ALARGADERA DE CONEXIÓN AL OXÍGENO RESULTA ADECUADA AL SER DE 200 CM, LO QUE FACILITA LA MOVILIDAD DEL PACIENTE. LAS CÁNULAS NASALES SON SUAVES, LO CUAL HACE POCO PROBABLE QUE CAUSE ÚLCERAS POR DECÚBITO	20
	48	SU.PC.SANI.01.10.00.401000	B39513	SONDA NASAL OXIGENO TIPO GAFA / adultos-Conexión distal:luer;Longitud de la alargadera:[0-300];		141.258	21%	0,207000	0,250470	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	OB	Ref.: 1161008 CIP.: 100129952944	LA ALARGADERA DE CONEXIÓN AL OXÍGENO RESULTA ADECUADA AL SER DE 180 CM. LAS CÁNULAS NASALES SON SUAVES, LO CUAL HACE POCO PROBABLE QUE CAUSE ÚLCERAS POR DECÚBITO	20
	49	SU.PC.SANI.01.10.00.405000	B38895	ALARGADERA OXIGENO-Longitud:[0-600];		31.266	21%	0,114200	0,138182	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	OB	Ref.: 1174 CIP.: 100000610778	LONGITUD DE 180 CM, LO CUAL ES ADECUADO PARA USO CON AMBÚ	20
	49	SU.PC.SANI.01.10.00.405000	B38895	ALARGADERA OXIGENO-Longitud:[0-600];		31.266	21%	0,114200	0,138182	OXIGEM, S.L.	OB	Ref.: 402-2MT CIP.: 100000610970	LONGITUD DE 200 CM, LO CUAL ES ADECUADO PARA USO CON AMBÚ	20
	49	SU.PC.SANI.01.10.00.405000	B38895	ALARGADERA OXIGENO-Longitud:[0-600];		31.266	21%	0,114200	0,138182	IZASA HOSPITAL, S.L.	OB	Ref.: 623TO22M CIP.: 100101154168	LONGITUD DE 200 CM, LO CUAL ES ADECUADO PARA USO CON AMBÚ	20
	49	SU.PC.SANI.01.10.00.405000	B38895	ALARGADERA OXIGENO-Longitud:[0-600];		31.266	21%	0,114200	0,138182	IZASA HOSPITAL, S.L.	V1	Ref.: 623TO24M CIP.: 100101154461	LONGITUD DE 400 CM, LO CUAL RESULTA MUY LARGO PARA USO CON AMBÚ	5
	50	SU.PC.SANI.01.10.00.500000	E59997	SOLUCION HIPERTONICA PARA NEBULIZACIONES-COMPOSICION :solución salina con ácido hialurónico;CONCENTRACIÓN DE LA SOLUCIÓN SALINA:[7-7];		660	21%	3,166667	3,831667	SIN OFERTAS				

Agr	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERISTICAS TÉCNICAS	Unidades Contratación (2 AÑOS)	%iva	Precio Unitario sin IVA	Precio unitario con IVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
	51	SU.PC.SANI.01.10.0 0.600000	E21291	ATOMIZADOR NASAL-JERINGA:NO;		1.150	21%	4,000000	4,840000	TELEFLEX MEDICAL, S.A.U.	OB	Ref.: MAD300 CIP.: 100092589747	LA OFERTA ES ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	20
	52	SU.PC.SANI.01.10.0 4.300001	B38443	EQ INTRODUCTOR INTUBACIONES DIFICILES - GC	CON TIPO DE CONEXIÓN RAPI FIT Y LUER LOCK. CALIBRE DE 14F Y AL MENOS 70 CM DE LONGITUD. QUE INCLUYA MÍNIMO DOS CONECTORES	96	10%	65,000000	71,500000	SIN OFERTAS				
	53	SU.PC.SANI.01.10.0 4.501000	B42953	RESUCITADOR MANUAL DESECHABLE / adultos-Volumen del balón:[1475-1500];		92	21%	24,690000	29,874900	FIRMA AMBU, S.L.	OB	Ref.: 325002000 CIP.: 100013519761	EL SISTEMA NO DISPONE DE VÁLVULA DE PEEP. ES UN SISTEMA RÍGIDO QUE NO PERMITE AÑADIR ACCESORIOS. EL RESERVORIO RESULTA MÁS PEQUEÑO QUE EL DE OTRAS OFERTAS	7
	53	SU.PC.SANI.01.10.0 4.501000	B42953	RESUCITADOR MANUAL DESECHABLE / adultos-Volumen del balón:[1475-1500];		92	21%	24,690000	29,874900	VYAIRE MEDICAL, S.L.	OB	Ref.: 2K8035 CIP.: 100130735569	DISPONE DE VÁLVULA PEEP, ES UN SISTEMA DESMONTABLE QUE PERMITE AÑADIR ACCESORIOS. EL RESERVORIO RESULTA DE TAMAÑO MÁS GRANDE Y POR TANTO MÁS ADECUADO	20
	53	SU.PC.SANI.01.10.0 4.501000	B42953	RESUCITADOR MANUAL DESECHABLE / adultos-Volumen del balón:[1475-1500];		92	21%	24,690000	29,874900	ENDOOK EUROPA S.L.	OB	Ref.: 4801055004 CIP.: 100093328510	EL SISTEMA NO DISPONE DE VÁLVULA DE PEEP. ES UN SISTEMA DESMONTABLE QUE PERMITE AÑADIR ACCESORIOS. EL RESERVORIO RESULTA DE TAMAÑO MÁS GRANDE Y POR TANTO MÁS ADECUADO	13
	53	SU.PC.SANI.01.10.0 4.501000	B42953	RESUCITADOR MANUAL DESECHABLE / adultos-Volumen del balón:[1475-1500];		92	21%	24,690000	29,874900	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	OB	Ref.: 7152 CIP.: 100000551479	EL SISTEMA NO DISPONE DE VÁLVULA DE PEEP. ES UN SISTEMA RÍGIDO QUE NO PERMITE AÑADIR ACCESORIOS. EL RESERVORIO RESULTA MÁS PEQUEÑO QUE EL DE OTRAS OFERTAS	7
	54	SU.PC.SANI.01.10.0 4.600001	B48171	CIRCUITO VENTILACION MANUAL CON BALON / adultos-Longitud del tubo:[180-200];Volumen del balón:[2000-2000];		280	21%	7,500000	9,075000	ENDOOK EUROPA S.L.	OB	Ref.: 4392230001 CIP.: 100090641276	NO SE TRATA DE UN CIRCUITO DE VENTILACIÓN MANUAL CON BALÓN SEGÚN LO SOLICITADO, SINO DE UN CIRCUITO CON BALÓN PARA RESPIRADOR	0
	54	SU.PC.SANI.01.10.0 4.600001	B48171	CIRCUITO VENTILACION MANUAL CON BALON / adultos-Longitud del tubo:[180-200];Volumen del balón:[2000-2000];		280	21%	7,500000	9,075000	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	OB	Ref.: 2108 CIP.: 100000553499	EL TAMAÑO DE LA VALVULA DE CONTROL DE PRESIÓN MANUAL ES MÁS GRANDE Y EL GIRO OFRECE MENOS RESISTENCIA, LO QUE FACILITA LA VENTILACIÓN MANUAL	20
	54	SU.PC.SANI.01.10.0 4.600001	B48171	CIRCUITO VENTILACION MANUAL CON BALON / adultos-Longitud del tubo:[180-200];Volumen del balón:[2000-2000];		280	21%	7,500000	9,075000	MEDTRONIC IBERICA, S.A.	OB	Ref.: 309/6310 CIP.: 100000553590	EL TAMAÑO DE LA VALVULA DE CONTROL DE PRESIÓN MANUAL ES MÁS PEQUEÑO Y EL GIRO OFRECE MAYOR RESISTENCIA, LO QUE RESULTA MENOS ADECUADO PARA LA VENTILACIÓN MANUAL	13
	54	SU.PC.SANI.01.10.0 4.600001	B48171	CIRCUITO VENTILACION MANUAL CON BALON / adultos-Longitud del tubo:[180-200];Volumen del balón:[2000-2000];		280	21%	7,500000	9,075000	MEDTRONIC IBERICA, S.A.	OB	Ref.: 309/6612 CIP.: 100007097187	EL TAMAÑO DE LA VALVULA DE CONTROL DE PRESIÓN MANUAL ES MÁS PEQUEÑO Y EL GIRO OFRECE MAYOR RESISTENCIA, LO QUE RESULTA MENOS ADECUADO PARA LA VENTILACIÓN MANUAL	13
	54	SU.PC.SANI.01.10.0 4.600001	B48171	CIRCUITO VENTILACION MANUAL CON BALON / adultos-Longitud del tubo:[180-200];Volumen del balón:[2000-2000];		280	21%	7,500000	9,075000	DRAGER MEDICAL HISPANIA, S.A.	OB	Ref.: MP00303 CIP.:	NO SE TRATA DE UN CIRCUITO DE VENTILACIÓN MANUAL CON BALÓN SEGÚN LO SOLICITADO, SINO DE UN CIRCUITO CON BALÓN PARA RESPIRADOR	0
	55	SU.PC.SANI.01.10.0 9.000008	E33512	CIRCUITO RESPIRADOR ESTANDARD C/ HUMIDIFICADOR Y RESISTENCIA / neonatos-Ramal secundario:si;Volumen del balón:[0-2500];Medidas de los adaptadores:12m-12h;Alma:coarrugada;	COMPATIBLE CON LAS BASES CALENTADORAS DE FISHER&PAYKEL, AUSENCIA DE CONDENSACIÓN DURANTE SU USO	452	21%	49,400000	59,774000	DRAGER MEDICAL HISPANIA, S.A.	OB	Ref.: MP02650 CIP.:	TUBULADURA QUE EN LA MAYOR PARTE DE LOS RESPIRADORES DE LOS QUE SE DISPONE EN NEONATOS, PRODUCE IMPORTANTE NIVEL DE CONDENSACIONES Y POR TANTO PRODUCE ENTRADA DE AGUA EN EL TUBO ENDOTRAQUEAL	5
	55	SU.PC.SANI.01.10.0 9.000008	E33512	CIRCUITO RESPIRADOR ESTANDARD C/ HUMIDIFICADOR Y RESISTENCIA / neonatos-Ramal secundario:si;Volumen del balón:[0-2500];Medidas de los adaptadores:12m-12h;Alma:coarrugada;	COMPATIBLE CON LAS BASES CALENTADORAS DE FISHER&PAYKEL, AUSENCIA DE CONDENSACIÓN DURANTE SU USO	452	21%	49,400000	59,774000	VYAIRE MEDICAL, S.L.	OB	Ref.: AH265 CIP.: 100130744651	TUBULADURA QUE PRODUCE IMPORTANTE NIVEL DE CONDENSACIONES Y POR TANTO PRODUCE ENTRADA DE AGUA EN EL TUBO ENDOTRAQUEAL	5
	55	SU.PC.SANI.01.10.0 9.000008	E33512	CIRCUITO RESPIRADOR ESTANDARD C/ HUMIDIFICADOR Y RESISTENCIA / neonatos-Ramal secundario:si;Volumen del balón:[0-2500];Medidas de los adaptadores:12m-12h;Alma:coarrugada;	COMPATIBLE CON LAS BASES CALENTADORAS DE FISHER&PAYKEL, AUSENCIA DE CONDENSACIÓN DURANTE SU USO	452	21%	49,400000	59,774000	ENDOOK EUROPA S.L.	OB	Ref.: RT265 CIP.: 100096491055	TUBULADURA TOTALMENTE COMPATIBLE CON LAS BASES CALENTADORAS DE FISHER&PAYKEL, QUE TRANSPIRA ADECUADAMENTE CONSIGUIENDO QUE EL VAPOR DE AGUA SE DIFUNDA HACIA AFUERA, SIN PRODUCIR CONDENSACIONES Y POR TANTO EVITANDO LA ENTRADA DE AGUA EN EL TUBO ENDOTRAQUEAL	20
	56	SU.PC.SANI.01.10.0 9.000011	E37035	CIRCUITO RESPIRADOR ESTANDARD C/ RESISTENCIA / pediátrico-Ramal secundario:si;Volumen del balón:[0-2500];Medidas de los adaptadores:22m/15f/9-11mm (máquina) - 22m/15f (paciente);Alma:coarrugada;		150	21%	23,690000	28,664900	DRAGER MEDICAL HISPANIA, S.A.	OB	Ref.: MP02606 CIP.:	TUBULADURA QUE PRODUCE IMPORTANTE NIVEL DE CONDENSACIONES Y POR TANTO PRODUCE ENTRADA DE AGUA EN EL TUBO ENDOTRAQUEAL	5
	56	SU.PC.SANI.01.10.0 9.000011	E37035	CIRCUITO RESPIRADOR ESTANDARD C/ RESISTENCIA / pediátrico-Ramal secundario:si;Volumen del balón:[0-2500];Medidas de los adaptadores:22m/15f/9-11mm (máquina) - 22m/15f (paciente);Alma:coarrugada;		150	21%	23,690000	28,664900	VYAIRE MEDICAL, S.L.	OB	Ref.: AH165 CIP.: 100130744853	TUBULADURA QUE PRODUCE IMPORTANTE NIVEL DE CONDENSACIONES Y POR TANTO PRODUCE ENTRADA DE AGUA EN EL TUBO ENDOTRAQUEAL	5
	56	SU.PC.SANI.01.10.0 9.000011	E37035	CIRCUITO RESPIRADOR ESTANDARD C/ RESISTENCIA / pediátrico-Ramal secundario:si;Volumen del balón:[0-2500];Medidas de los adaptadores:22m/15f/9-11mm (máquina) - 22m/15f (paciente);Alma:coarrugada;		150	21%	23,690000	28,664900	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	OB	Ref.: 4555850 CIP.: 100020414112	TUBULADURA QUE PRODUCE IMPORTANTE NIVEL DE CONDENSACIONES Y POR TANTO PRODUCE ENTRADA DE AGUA EN EL TUBO ENDOTRAQUEAL	5
	57	SU.PC.SANI.01.10.0 9.000017	F18645	CIRCUITO RESPIRADOR ESTANDARD C/ BOLSA / neonatos-Diámetro del tubo:[10-10];Tipo de conexión:22f-22f (maquina) - 15f (paciente);Balón:si;		480	21%	10,747700	13,004717	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	OB	Ref.: 5512001 CIP.: 100008270934	CIRCUITO DE DOBLE RAMAL ADECUADO PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	20

Agr	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERISTICAS TÉCNICAS	Unidades Contratación (2 AÑOS)	%iva	Precio Unitario sin IVA	Precio unitario con IVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
	57	SU.PC.SANI.01.10.09.000017	F18645	CIRCUITO RESPIRADOR ESTANDARD C/ BOLSA / neonatos-Diámetro del tubo:[10-10];Tipo de conexión:22f-22f (maquina) - 15f (paciente);Balón:si;		480	21%	10,747700	13,004717	DRAGER MEDICAL HISPANIA, S.A.	OB	Ref.: MP00383 CIP.:	LA OFERTA PRESENTADA NO SE TRATA DE UN CIRCUITO DE RESPIRADOR CON BOLSA QUE ES LO SOLICITADO, SINO DE UN CIRCUITO DE VENTILACIÓN MANUAL, ADEMÁS NO DISPONE DE CÓDIGO CIP	0
	58	SU.PC.SANI.01.10.09.000018	B47970	CIRCUITO RESPIRADOR ESTANDARD C/ BOLSA / pediátrico-Tipo de conexión:22f(maquina) -22m/15f (paciente);Balón:si;		1.810	21%	8,410000	10,176100	DRAGER MEDICAL HISPANIA, S.A.	OB	Ref.: MP00384 CIP.:	LA OFERTA PRESENTADA NO SE TRATA DE UN CIRCUITO DE RESPIRADOR CON BOLSA QUE ES LO SOLICITADO, SINO DE UN CIRCUITO DE VENTILACIÓN MANUAL, ADEMÁS NO DISPONE DE CÓDIGO CIP	0
	58	SU.PC.SANI.01.10.09.000018	B47970	CIRCUITO RESPIRADOR ESTANDARD C/ BOLSA / pediátrico-Tipo de conexión:22f(maquina) -22m/15f (paciente);Balón:si;		1.810	21%	8,410000	10,176100	FIRMA AMBU, S.L.	OB	Ref.: 350203900 CIP.: 100130704354	CIRCUITO DE DOBLE RAMAL ADECUADO PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	20
	58	SU.PC.SANI.01.10.09.000018	B47970	CIRCUITO RESPIRADOR ESTANDARD C/ BOLSA / pediátrico-Tipo de conexión:22f(maquina) -22m/15f (paciente);Balón:si;		1.810	21%	8,410000	10,176100	VYAIRE MEDICAL, S.L.	OB	Ref.: M1085365 CIP.: 100130743843	CIRCUITO DE DOBLE RAMAL ADECUADO PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	20
	58	SU.PC.SANI.01.10.09.000018	B47970	CIRCUITO RESPIRADOR ESTANDARD C/ BOLSA / pediátrico-Tipo de conexión:22f(maquina) -22m/15f (paciente);Balón:si;		1.810	21%	8,410000	10,176100	ENDOOK EUROPA S.L.	OB	Ref.: 115100 CIP.: 100086697126	CIRCUITO DE DOBLE RAMAL ADECUADO PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	20
	58	SU.PC.SANI.01.10.09.000018	B47970	CIRCUITO RESPIRADOR ESTANDARD C/ BOLSA / pediátrico-Tipo de conexión:22f(maquina) -22m/15f (paciente);Balón:si;		1.810	21%	8,410000	10,176100	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	OB	Ref.: 2164 CIP.: 100079010282	CIRCUITO DE DOBLE RAMAL ADECUADO PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	20
	59	SU.PC.SANI.01.10.09.000019	B71646	CIRCUITO RESPIRADOR LARGO / adultos-Tipo de conexión:22m-15h/22m;Balón:no;		2.000	21%	3,486000	4,218060	DRAGER MEDICAL HISPANIA, S.A.	OB	Ref.: MP00350 CIP.: 100019877773	TUBO DEMASIADO DISTENSIBLE, POR LO QUE FAVORECE LA EXISTENCIA DE ESPACIOS MUERTOS. CONEXIÓN EN Y DESMONTABLE, QUE PERMITE CONECTAR OTROS DISPOSITIVOS	7
	59	SU.PC.SANI.01.10.09.000019	B71646	CIRCUITO RESPIRADOR LARGO / adultos-Tipo de conexión:22m-15h/22m;Balón:no;		2.000	21%	3,486000	4,218060	VYAIRE MEDICAL, S.L.	OB	Ref.: A4VXXXXX CIP.: 100130734357	TUBO MÁS RÍGIDO Y POR TANTO MENOS DISTENSIBLE, LO CUAL ES ADECUADO PARA EVITAR ESPACIOS MUERTOS. CONEXIONES EN Y DESMONTABLES, QUE ES ADECUADO PARA PODER CONECTAR OTROS DISPOSITIVOS	20
	59	SU.PC.SANI.01.10.09.000019	B71646	CIRCUITO RESPIRADOR LARGO / adultos-Tipo de conexión:22m-15h/22m;Balón:no;		2.000	21%	3,486000	4,218060	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	OB	Ref.: 2158 CIP.: 100010923042	TUBO MÁS RÍGIDO Y POR TANTO MENOS DISTENSIBLE, LO CUAL ES ADECUADO PARA EVITAR ESPACIOS MUERTOS. CONEXIONES EN Y NO DESMONTABLES, POR LO QUE NO PERMITE CONECTAR OTROS DISPOSITIVOS	7
	60	SU.PC.SANI.01.10.09.000020	B63952	CIRCUITO RESPIRADOR LARGO / pediátrico-Tipo de conexión:22m-22m;Balón:no;		184	21%	11,820000	14,302200	DRAGER MEDICAL HISPANIA, S.A.	OB	Ref.: MP00352 CIP.:	NO DISPONE DE CÓDIGO CIP SIENDO ÉSTE OBLIGATORIO	-
	60	SU.PC.SANI.01.10.09.000020	B63952	CIRCUITO RESPIRADOR LARGO / pediátrico-Tipo de conexión:22m-22m;Balón:no;		184	21%	11,820000	14,302200	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	OB	Ref.: 2142003 CIP.: 100014318833	CIRCUITO ADECUADO PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO, AL SER MENOS DISTENSIBLE PROVOCA MENOS ESPACIO MUERTO	20
	60	SU.PC.SANI.01.10.09.000020	B63952	CIRCUITO RESPIRADOR LARGO / pediátrico-Tipo de conexión:22m-22m;Balón:no;		184	21%	11,820000	14,302200	VYAIRE MEDICAL, S.L.	OB	Ref.: M1186077 CIP.: 100100252258	CIRCUITO MÁS DISTENSIBLE Y POR ELLO PUEDE PROVOCAR MÁS ESPACIOS MUERTOS, POR LO CUAL ES MENOS ADECUADO PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	13
	61	SU.PC.SANI.01.10.09.000021	E68042	CIRCUITO RESPIRADOR ESTANDARD C/ RESISTENCIA Y TOMA OXIDO NITRICO / adultos-Ramal secundario:no;Volumen del balón:[0-2500];Medidas de los adaptadores:9-11mm-9-11mm (maquina) - 15f (paciente);Alma:lisa;		16	21%	312,500000	378,125000	SIN OFERTAS				
	62	SU.PC.SANI.01.10.09.011000	B43033	CIRCUITO RESPIRADOR ESTANDARD C/ CONEXION PRESION-CAPNOGRAFÍA / adultos-Tipo de conexión:22f(maquina) -22m/15f (paciente);Balón:no;		21.582	21%	1,766000	2,136860	FIRMA AMBU, S.L.	OB	Ref.: 350200200 CIP.: 100130713143	CIRCUITO MUY DISTENSIBLE Y POR ELLO PROVOCA ESPACIOS MUERTOS, POR LO CUAL ES MENOS ADECUADO PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	7
	62	SU.PC.SANI.01.10.09.011000	B43033	CIRCUITO RESPIRADOR ESTANDARD C/ CONEXION PRESION-CAPNOGRAFÍA / adultos-Tipo de conexión:22f(maquina) -22m/15f (paciente);Balón:no;		21.582	21%	1,766000	2,136860	MEDTRONIC IBERICA, S.A.	OB	Ref.: 300/13315 CIP.: 100000595817	CIRCUITO ADECUADO PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO, AL SER MENOS DISTENSIBLE PROVOCA MENOS ESPACIO MUERTO	20
	62	SU.PC.SANI.01.10.09.011000	B43033	CIRCUITO RESPIRADOR ESTANDARD C/ CONEXION PRESION-CAPNOGRAFÍA / adultos-Tipo de conexión:22f(maquina) -22m/15f (paciente);Balón:no;		21.582	21%	1,766000	2,136860	VYAIRE MEDICAL, S.L.	OB	Ref.:M1019504 CIP.: 100130744055	LA OFERTA NO DISPONE DE CONEXIÓN PARA CAPNOGRAFÍA CON LO QUE NO CUMPLE PPT	0
	62	SU.PC.SANI.01.10.09.011000	B43033	CIRCUITO RESPIRADOR ESTANDARD C/ CONEXION PRESION-CAPNOGRAFÍA / adultos-Tipo de conexión:22f(maquina) -22m/15f (paciente);Balón:no;		21.582	21%	1,766000	2,136860	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	OB	Ref.: 2151 CIP.: 100000793514	CIRCUITO ADECUADO PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO, AL SER MENOS DISTENSIBLE PROVOCA MENOS ESPACIO MUERTO	20
	63	SU.PC.SANI.01.10.09.200002	E74280	CIRCUITO RESPIRADOR TRANSPORTE CON VALVULA ESPIRATORIA Y SENSOR-Tipo de conexión:22h-22m/15h;Equipo asociado:Oxilog 3000/ 3000 plus;Longitud del tubo:[100-250];Volumen del balón:[0-0];		190	21%	54,400000	65,824000	ENDOOK EUROPA S.L.	OB	Ref.: OXY3000/+ CIP.: 100093300235	LA OFERTA ES ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	20
	63	SU.PC.SANI.01.10.09.200002	E74280	CIRCUITO RESPIRADOR TRANSPORTE CON VALVULA ESPIRATORIA Y SENSOR-Tipo de conexión:22h-22m/15h;Equipo asociado:Oxilog 3000/ 3000 plus;Longitud del tubo:[100-250];Volumen del balón:[0-0];		190	21%	54,400000	65,824000	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	OB	Ref.: 2072 CIP.: 100079010181	LA OFERTA ES ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	20

Agr	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERISTICAS TÉCNICAS	Unidades Contratación (2 AÑOS)	%iva	Precio Unitario sin IVA	Precio unitario con IVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
	64	SU.PC.SANI.01.10.09.200002	E75193	CIRCUITO RESPIRADOR TRANSPORTE CON VALVULA ESPIRATORIA Y SENSOR-Tipo de conexión:22m-22m;Equipo asociado:oxylog 2000;Longitud del tubo:[100-250];Volumen del balón:[0-0];		60	21%	54,400000	65,824000	ENDOOK EUROPA S.L.	OB	Ref.. OXY2000 CIP.: 100130893252	LA OFERTA ES ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	20
	65	SU.PC.SANI.01.10.09.200002	E75168	CIRCUITO RESPIRADOR TRANSPORTE CON VALVULA ESPIRATORIA Y SENSOR-Tipo de conexión:22m-22m;Equipo asociado:oxylog 3000;Longitud del tubo:[100-250];Volumen del balón:[0-0];		200	21%	37,000000	44,770000	ENDOOK EUROPA S.L.	OB	Ref.. 270.366C CIP.: 100085821087	LA OFERTA ES ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	20
	65	SU.PC.SANI.01.10.09.200002	E75168	CIRCUITO RESPIRADOR TRANSPORTE CON VALVULA ESPIRATORIA Y SENSOR-Tipo de conexión:22m-22m;Equipo asociado:oxylog 3000;Longitud del tubo:[100-250];Volumen del balón:[0-0];		200	21%	37,000000	44,770000	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	OB	Ref.: 2272 CIP.: 100089009786	LA OFERTA ES ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	20
	66	SU.PC.SANI.01.10.09.220000	E94768	CIRCUITO RESPIRADOR TRANSPORTE CON VALVULA ESPIRATORIA-Tipo de conexión:22h-22h;Equipo asociado:Taema Osiris 3;Longitud del tubo:[100-250];Volumen del balón:[0-0];		80	21%	23,400000	28,314000	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	OB	Ref.: 511.3092 CIP.: 100130734852	LA OFERTA ES ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	20
	67	SU.PC.SANI.01.10.10.012000	C24574	FILTRO BACTERIAS-VIRUS CON CONECTORES Y MUESTREO GAS/ adulto-Tamaño:adulto;		48.884	21%	0,520000	0,629200	DRAGER MEDICAL HISPANIA, S.A.	OB	Ref.: MP01755 CIP.:	LA OFERTA ES ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	20
	67	SU.PC.SANI.01.10.10.012000	C24574	FILTRO BACTERIAS-VIRUS CON CONECTORES Y MUESTREO GAS/ adulto-Tamaño:adulto;		48.884	21%	0,520000	0,629200	FIRMA AMBU, S.L.	OB	REF.: 350700100 CIP.: 100130704455	LA OFERTA ES ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	20
	67	SU.PC.SANI.01.10.10.012000	C24574	FILTRO BACTERIAS-VIRUS CON CONECTORES Y MUESTREO GAS/ adulto-Tamaño:adulto;		48.884	21%	0,520000	0,629200	MEDTRONIC IBERICA, S.A.	OB	Ref.: 350/5422 CIP.: 100000797150	LA OFERTA ES ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	20
	67	SU.PC.SANI.01.10.10.012000	C24574	FILTRO BACTERIAS-VIRUS CON CONECTORES Y MUESTREO GAS/ adulto-Tamaño:adulto;		48.884	21%	0,520000	0,629200	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	OB	Ref.: 1644 CIP.: 100000597938	LA OFERTA ES ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	20
	67	SU.PC.SANI.01.10.10.012000	C24574	FILTRO BACTERIAS-VIRUS CON CONECTORES Y MUESTREO GAS/ adulto-Tamaño:adulto;		48.884	21%	0,520000	0,629200	VYAIRE MEDICAL, S.L.	OB	Ref.: 557022500 CIP.: 100000796443	LA OFERTA ES ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	20
	68	SU.PC.SANI.01.10.10.101000	E43390	HUMIDIFICADOR / adultos-Tubo coarrugado:si;		19.650	21%	0,504000	0,609840	VYAIRE MEDICAL, S.L.	OB	Ref.: 557044500 CIP.: 100000797251	LA OFERTA ES ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	20
	69	SU.PC.SANI.01.10.10.150000	B38517	HUMIDIFICADOR PARA TRAQUEOTOMIZADOS-Tamaño:adulto;		3.088	21%	0,590000	0,713900	MEDTRONIC IBERICA, S.A.	OB	Ref.: 353/19004 CIP.: 100000798362	DISPONE DE SISTEMA DE ASPIRACIÓN, TOMA DE OXÍGENO NO BASCULANTE Y TIENE UN TAMAÑO MÁS GRANDE POR LO QUE RESULTA MENOS ADECUADO PARA EL USO EN TRAQUETEOMIZADOS	13
	69	SU.PC.SANI.01.10.10.150000	B38517	HUMIDIFICADOR PARA TRAQUEOTOMIZADOS-Tamaño:adulto;		3.088	21%	0,590000	0,713900	TELEFLEX MEDICAL, S.A.U.	OB	Ref.: 41111 CIP.: 100000798261	NO DISPONE DE CONEXIÓN DE OXÍGENO NI SISTEMA DE ASPIRACIÓN, FORMA ADECUADA	7
	69	SU.PC.SANI.01.10.10.150000	B38517	HUMIDIFICADOR PARA TRAQUEOTOMIZADOS-Tamaño:adulto;		3.088	21%	0,590000	0,713900	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	OB	Ref.: 1873 CIP.: 100001827861	DISPONE DE SISTEMA DE ASPIRACIÓN, TOMA DE OXÍGENO BASCULANTE Y TIENE UN TAMAÑO Y FORMA ADECUADO PARA EL USO EN TRAQUETEOMIZADOS	20
	69	SU.PC.SANI.01.10.10.150000	B38517	HUMIDIFICADOR PARA TRAQUEOTOMIZADOS-Tamaño:adulto;		3.088	21%	0,590000	0,713900	VYAIRE MEDICAL, S.L.	OB	Ref.: 557005000 CIP.: 100008816655	DISPONE DE TOMA DE OXÍGENO NO COMPATIBLE CON ALARGADERAS ESTÁNDAR, DISPONE DE SISTEMA DE ASPIRACIÓN, TIENE UN TAMAÑO MÁS GRANDE POR LO QUE RESULTA MENOS ADECUADO PARA USO EN PACIENTES TRAQUETEOMIZADOS	7
	70	SU.PC.SANI.01.10.10.202000	C26155	FILTRO BACTERIAS-VIRUS CON HUMIDIFICADOR / pediátrico-Tamaño:pediátrico;		8.320	21%	0,850000	1,028500	DRAGER MEDICAL HISPANIA, S.A.	OB	Ref.: MP01770 CIP.: 100014178819	FILTRO EXCESIVAMENTE VOLUMINOSO PARA PACIENTE PEDIÁTRICO, POR LO QUE NO RESULTA ADECUADO. SE ENCUENTRA CLASIFICADO EN EL GENÉRICO DE CENTRO DE ADULTOS, CON LO QUE NO CUMPLE PPT AL HABERSE SOLICITADO PEDIÁTRICO	0
	70	SU.PC.SANI.01.10.10.202000	C26155	FILTRO BACTERIAS-VIRUS CON HUMIDIFICADOR / pediátrico-Tamaño:pediátrico;		8.320	21%	0,850000	1,028500	MEDTRONIC IBERICA, S.A.	OB	Ref.: 355/5430 CIP.: 100000600979	Cubre las necesidades de filtro vírico bacteriano con humidificador	20
	70	SU.PC.SANI.01.10.10.202000	C26155	FILTRO BACTERIAS-VIRUS CON HUMIDIFICADOR / pediátrico-Tamaño:pediátrico;		8.320	21%	0,850000	1,028500	TELEFLEX MEDICAL, S.A.U.	OB	Ref.: 11011 CIP.: 100000799271	Cubre las necesidades de filtro vírico bacteriano con humidificador	20
	70	SU.PC.SANI.01.10.10.202000	C26155	FILTRO BACTERIAS-VIRUS CON HUMIDIFICADOR / pediátrico-Tamaño:pediátrico;		8.320	21%	0,850000	1,028500	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	OB	Ref.: 1831 CIP.: 100000600878	Cubre las necesidades de filtro vírico bacteriano con humidificador	20
	70	SU.PC.SANI.01.10.10.202000	C26155	FILTRO BACTERIAS-VIRUS CON HUMIDIFICADOR / pediátrico-Tamaño:pediátrico;		8.320	21%	0,850000	1,028500	VYAIRE MEDICAL, S.L.	OB	Ref.: 8004231 CIP.: 100000799170	Cubre las necesidades de filtro vírico bacteriano con humidificador	20
	71	SU.PC.SANI.01.10.10.203000	C24225	FILTRO BACTERIAS-VIRUS CON HUMIDIFICADOR / neonatos-Tamaño:neonato;		846	21%	1,590000	1,923900	DRAGER MEDICAL HISPANIA, S.A.	OB	Ref.: MP01745 CIP.: 100014178617	ESTA OFERTA, ADEMÁS DE NO APORTARSE FICHA TÉCNICA, SE ENCUENTRA EN UN GENÉRICO DE HUMIDIFICADOR NEONATAL, CUANDO LO SOLICITADO ES UN FILTRO BACTERIAS VIRUS CON HUMIDIFICADOR	0
	71	SU.PC.SANI.01.10.10.203000	C24225	FILTRO BACTERIAS-VIRUS CON HUMIDIFICADOR / neonatos-Tamaño:neonato;		846	21%	1,590000	1,923900	MEDTRONIC IBERICA, S.A.	OB	ReF.: 355/5427 CIP.: 100000601383	Cubre las necesidades de filtro vírico bacteriano con humidificador	20
	71	SU.PC.SANI.01.10.10.203000	C24225	FILTRO BACTERIAS-VIRUS CON HUMIDIFICADOR / neonatos-Tamaño:neonato;		846	21%	1,590000	1,923900	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	OB	Ref.: 1441 CIP.: 100000601282	Cubre las necesidades de filtro vírico bacteriano con humidificador	20
	72	SU.PC.SANI.01.10.10.210000	C25424	FILTRO BACTERIAS-VIRUS CON HUMIDIFICADOR Y TUBO COARRUGADO RECTO-Tamaño:adulto;		28.524	21%	0,830000	1,004300	MEDTRONIC IBERICA, S.A.	OB	Ref.: 352/5855 CIP.: 100006360941	EL TAPÓN DE LA TOMA DE CO2 NO ESTÁ FIJADO AL FILTRO, POR LO QUE ES MUY POSIBLE QUE SE PIERDA	13
	72	SU.PC.SANI.01.10.10.210000	C25424	FILTRO BACTERIAS-VIRUS CON HUMIDIFICADOR Y TUBO COARRUGADO RECTO-Tamaño:adulto;		28.524	21%	0,830000	1,004300	TELEFLEX MEDICAL, S.A.U.	OB	Ref.: 19611 CIP.: 100008831304	EL TAPÓN DE LA TOMA DE CO2 NO ESTÁ FIJADO AL FILTRO, POR LO QUE ES MUY POSIBLE QUE SE PIERDA	13

Agr	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERISTICAS TÉCNICAS	Unidades Contratación (2 AÑOS)	%iva	Precio Unitario sin IVA	Precio unitario con IVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
	72	SU.PC.SANI.01.10.10.210000	C25424	FILTRO BACTERIAS-VIRUS CON HUMIDIFICADOR Y TUBO COARRUGADO RECTO-Tamaño:adulto;		28.524	21%	0,830000	1,004300	VYAIRE MEDICAL, S.L.	OB	Ref.: M1078801 CIP.: 100008284975	EL TAPÓN DE LA TOMA DE CO2 ESTÁ FIJADO AL FILTRO, POR LO QUE EVITA QUE SE PIERDA	20
	72	SU.PC.SANI.01.10.10.210000	C25424	FILTRO BACTERIAS-VIRUS CON HUMIDIFICADOR Y TUBO COARRUGADO RECTO-Tamaño:adulto;		28.524	21%	0,830000	1,004300	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	OB	Ref.: 1541011 CIP.: 100000602191	EL TAPÓN DE LA TOMA DE CO2 ESTÁ FIJADO AL FILTRO, POR LO QUE EVITA QUE SE PIERDA	20
	73	SU.PC.SANI.01.10.10.300001	B40342	CAMARA HUMIDIFICADORA PARA RESPIRADOR / NEONATAL-Volúmen de la cámara:[0-350];		240	21%	8,100000	9,801000	DRAGER MEDICAL HISPANIA, S.A.	OB	Ref.: MP02590 CIP.:	LA OFERTA ES ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADA, DISPONIENDO DE FLOTADOR QUE REGULA LA ENTRADA DE AGUA	20
	73	SU.PC.SANI.01.10.10.300001	B40342	CAMARA HUMIDIFICADORA PARA RESPIRADOR / NEONATAL-Volúmen de la cámara:[0-350];		240	21%	8,100000	9,801000	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	OB	Ref.: 2310 CIP.: 100000602999	LA OFERTA ES ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADA, DISPONIENDO DE FLOTADOR QUE REGULA LA ENTRADA DE AGUA	20
	73	SU.PC.SANI.01.10.10.300001	B40342	CAMARA HUMIDIFICADORA PARA RESPIRADOR / NEONATAL-Volúmen de la cámara:[0-350];		240	21%	8,100000	9,801000	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	V1	Ref.: 2330 CIP.: 100000602797	NO DISPONE DE FLOTADOR QUE REGULE LA ENTRADA DE AGUA	5
	74	SU.PC.SANI.01.10.11.110000	B40711	ADAPTADOR ENDOTRAQUEAL ACODADO Y GIRATORIO EN DOS SENTIDOS-Giratorio:2;Tipo de adaptador:acodado;Tipo y medida de las conexiones:15m-15h/22m;		11.314	21%	0,590000	0,713900	MEDTRONIC IBERICA, S.A.	OB	Ref.: 104-13 CIP.: 100000611980	DISPOE DE DOBLE PUERTO DE ASPIRACIÓN ABIERTO Y CERRADO, AUNQUE EL GIRO DE LA CONEXIÓN ES MÁS RÍGIDO	13
	74	SU.PC.SANI.01.10.11.110000	B40711	ADAPTADOR ENDOTRAQUEAL ACODADO Y GIRATORIO EN DOS SENTIDOS-Giratorio:2;Tipo de adaptador:acodado;Tipo y medida de las conexiones:15m-15h/22m;		11.314	21%	0,590000	0,713900	TELEFLEX MEDICAL, S.A.U.	OB	Ref.: 23412 CIP.: 100008833526	DISPONE DE DOBLE PUERTO DE ASPIRACIÓN ABIERTO Y CERRADO, LA CONEXIÓN GIRA CON FACILIDAD	20
	74	SU.PC.SANI.01.10.11.110000	B40711	ADAPTADOR ENDOTRAQUEAL ACODADO Y GIRATORIO EN DOS SENTIDOS-Giratorio:2;Tipo de adaptador:acodado;Tipo y medida de las conexiones:15m-15h/22m;		11.314	21%	0,590000	0,713900	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	OB	Ref.: 1898 CIP.: 100000611586	DISPONE DE DOBLE PUERTO DE ASPIRACIÓN ABIERTO Y CERRADO, LA CONEXIÓN GIRA CON FACILIDAD, PERO EL SISTEMA DE APERTURA DEL PUERTO DE ASPIRACIÓN ES MÁS FRÁGIL QUE EL DE OTRAS OFERTAS	13
	74	SU.PC.SANI.01.10.11.110000	B40711	ADAPTADOR ENDOTRAQUEAL ACODADO Y GIRATORIO EN DOS SENTIDOS-Giratorio:2;Tipo de adaptador:acodado;Tipo y medida de las conexiones:15m-15h/22m;		11.314	21%	0,590000	0,713900	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	V1	Ref.: 1899 CIP.: 100000611889	NO DISPONE DE SISTEMA DE ASPIRACIÓN CERRADO, LA CONEXIÓN GIRA CON FACILIDAD	5
	75	SU.PC.SANI.01.10.11.200001	D59275	ADAPTADOR DE CAUDALIMETRO A LINEA DE OXIGENO-Giratorio:2;Tipo de adaptador:recto;Tipo y medida de las conexiones:5-7mm;		9.062	21%	0,247000	0,298870	TELEFLEX MEDICAL, S.A.U.	OB	Ref.: 42555 CIP.: 100014597245	EL CONO ES GIRATORIO Y MÁS PROGRESIVO, SE ADAPTA A MAYOR VARIEDAD DE CALIBRES DE TUBULADURA	20
	75	SU.PC.SANI.01.10.11.200001	D59275	ADAPTADOR DE CAUDALIMETRO A LINEA DE OXIGENO-Giratorio:2;Tipo de adaptador:recto;Tipo y medida de las conexiones:5-7mm;		9.062	21%	0,247000	0,298870	VYAIRE MEDICAL, S.L.	OB	Ref.: 001840 CIP.: 100130742833	EL CONO NO ES GIRATORIO Y MENOS PROGRESIVO, Y SE ADAPTA A MENOR VARIEDAD DE CALIBRES DE TUBULADURA	7
	76	SU.PC.SANI.01.10.11.520000	D79236	TUBO EN T REGULADOR OXIGENO CONCENTRACION VARIABLE-Giratorio:2;Tipo de adaptador:acodado;Tipo y medida de las conexiones:22m-22m/15h;Rango de capacidad de concentración:24 a 50;		1.448	21%	0,780000	0,943800	LINDE MEDICAL, S.L.U.	OB	Ref.: 22075043 CIP.: 100008266599	LA OFERTA ES ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	20
	77	SU.PC.SANI.01.10.13.000004	B54302	EQUIPO COMPLETO NASAL PARA CPAP / pediátrico-Tamaño:neonato;	PARA USO CON EQUIPO CPAP INFANT FLOW	360	21%	65,210000	78,904100	TELEFLEX MEDICAL, S.A.U.	OB	Ref.: 41685 CIP.: 100008835849	Solo presenta un tamalo de gafa y demasiado grande para paciente neonato. No dispone de cámara humificadora por lo que no cumple PPT al haberse solicitado equipo completo	5
	77	SU.PC.SANI.01.10.13.000004	B54302	EQUIPO COMPLETO NASAL PARA CPAP / pediátrico-Tamaño:neonato;	PARA USO CON EQUIPO CPAP INFANT FLOW	360	21%	65,210000	78,904100	ENDOOK EUROPA S.L.	OB	Ref.: RT324INFANT CIP.: 100130903667	Oferta muy adecuada a paciente neonato. Incluye tres tamaños de gafa, todas adecuadas a neonato, pero que al ser de diferentes medidas permite la mejor adaptación al paciente. La tubuladura no condensa agua con lo que no entra agua en la nariz del niño.	20
	77	SU.PC.SANI.01.10.13.000004	B54302	EQUIPO COMPLETO NASAL PARA CPAP / pediátrico-Tamaño:neonato;	PARA USO CON EQUIPO CPAP INFANT FLOW	360	21%	65,210000	78,904100	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	OB	Ref.: 4700003 CIP.: 100070546094	DISPONEMOS DE RESULTADOS CONTRASTADOS, DE QUE ESTE CIRCUITO PROVOCA IMPORTANTES CONDENSACIONES Y ACÚMULO DE AGUA, LO QUE AUMENTA EL RIESGO DE INFECCIONES Y RESULTA POCO CONFORTABLE PARA LOS PACIENTES. NO DISPONE DE CAMARA HUMIFICADORA POR LO QUE NO ES UN EQUIPO COMPLETO.	5
	78	SU.PC.SANI.01.10.13.100007	B53512	ACCESORIO CPAP Y BIPAP: CIRCUITO RESPIRATORIO Y CAMARA HUMIDIFICACION - GC		660	21%	22,100000	26,741000	DRAGER MEDICAL HISPANIA, S.A.	OB	Ref.: MP02607 CIP.:	LA REFERENCIA NO APARECE EN EL CATÁLOGO SAS, POR CONSIGUIENTE NO DISPONE DE CIP SIENDO ÉSTE REQUISITO OBLIGATORIO	-
	78	SU.PC.SANI.01.10.13.100007	B53512	ACCESORIO CPAP Y BIPAP: CIRCUITO RESPIRATORIO Y CAMARA HUMIDIFICACION - GC		660	21%	22,100000	26,741000	LINDE MEDICAL, S.L.U.	OB	Ref.: 200030410 CIP.: 100124115591	LA OFERTA PRESENTADA NO CORRESPONDE A LO SOLICITADO AL TRATARSE DE UN SISTEMA DE ALTO FLUJO COMPACTO CON SISTEMA DE HUMIDIFICACIÓN ESPECÍFICO Y CIRCUITO RESPIRATORIO ESPECÍFICO	0
	78	SU.PC.SANI.01.10.13.100007	B53512	ACCESORIO CPAP Y BIPAP: CIRCUITO RESPIRATORIO Y CAMARA HUMIDIFICACION - GC		660	21%	22,100000	26,741000	LINDE MEDICAL, S.L.U.	V1	Ref.: 21403985 CIP.: 100129763137	EL CIRCUITO OFERTADO AUNQUE PRODUCE CIERTO NIVEL DE CONDENSACIÓN, ES MUY INFERIOR AL DE OTRAS OFERTAS CON LO QUE SE CONSIDERA ACEPTABLE	13
	78	SU.PC.SANI.01.10.13.100007	B53512	ACCESORIO CPAP Y BIPAP: CIRCUITO RESPIRATORIO Y CAMARA HUMIDIFICACION - GC		660	21%	22,100000	26,741000	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	OB	Ref.: 2031 CIP.: 100070680240	DISPONEMOS DE RESULTADOS CONTRASTADOS, DE QUE ESTE CIRCUITO PROVOCA IMPORTANTES CONDENSACIONES Y ACÚMULO DE AGUA, LO QUE AUMENTA EL RIESGO DE INFECCIONES Y RESULTA POCO CONFORTABLE PARA LOS PACIENTES	5
	78	SU.PC.SANI.01.10.13.100007	B53512	ACCESORIO CPAP Y BIPAP: CIRCUITO RESPIRATORIO Y CAMARA HUMIDIFICACION - GC		660	21%	22,100000	26,741000	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	V1	Ref.: 5809001 CIP.: 100019856963	TUBO DE ALMA LISA QUE PRODUCE ELEVADO NIVEL DE CONDENSACIÓN Y ACÚMULO DE AGUA, LO QUE AUMENTA EL RIESGO DE INFECCIONES Y RESULTA POCO CONFORTABLE PARA LOS PACIENTES	7

Agr	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERISTICAS TÉCNICAS	Unidades Contratación (2 AÑOS)	%iva	Precio Unitario sin IVA	Precio unitario con IVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
	78	SU.PC.SANI.01.10.13.100007	B53512	ACCESORIO CPAP Y BIPAP: CIRCUITO RESPIRATORIO Y CAMARA HUMIDIFICACION - GC		660	21%	22,100000	26,741000	VYAIRE MEDICAL, S.L.	OB	Ref.: AH202 CIP.: 100130743146	TUBO QUE PRODUCE ELEVADO NIVEL DE CONDENSACIÓN Y ACÚMULO DE AGUA, LO QUE AUMENTA EL RIESGO DE INFECCIONES Y RESULTA POCO CONFORTABLE PARA LOS PACIENTES	7
	79	SU.PC.SANI.01.10.13.155000	B40749	ACCESORIO CPAP Y BIPAP: CIRCUITO RESPIRATORIO-Línea de presión:si;		620	21%	5,220000	6,316200	DRAGER MEDICAL HISPANIA, S.A.	OB	Ref.: MP00300 CIP.: 100008774621	LA OFERTA NO CUMPLE AL SER UN SISTEMA DE DOBLE PARA RESPIRADOR, ADEMÁS NO DISPONE DE LÍNEA DE PRESIÓN	0
	79	SU.PC.SANI.01.10.13.155000	B40749	ACCESORIO CPAP Y BIPAP: CIRCUITO RESPIRATORIO-Línea de presión:si;		620	21%	5,220000	6,316200	MEDTRONIC IBERICA, S.A.	OB	Ref.: 285/25540 CIP.: 100019855650	CIRCUITO COMPLETO SIN FILTRO, LA VÁLVULA ESPIRATORIA NO VA FIJA AL CIRCUITO POR LO QUE SE PUEDE ADAPTAR A MASCARILLAS CON VÁLVULA. DISPONE DE CONEXIÓN EN T QUE YA NO SE USA EN NUESTRA PRÁCTICA CLÍNICA	7
	79	SU.PC.SANI.01.10.13.155000	B40749	ACCESORIO CPAP Y BIPAP: CIRCUITO RESPIRATORIO-Línea de presión:si;		620	21%	5,220000	6,316200	LINDE MEDICAL, S.L.U.	OB	Ref.: 21176004 CIP.: 100020412495	CIRCUITO COMPLETO QUE ADEMÁS DISPONE DE FILTRO FIJO AL CIRCUITO, AUNQUE LA VÁLVULA ESPIRATORIA VA FIJA AL CIRCUITO, CON LO QUE NO SE PUEDE ADAPTAR A MASCAFRILLAS CON VÁLVULA EN CASO NECESARIO	7
	79	SU.PC.SANI.01.10.13.155000	B40749	ACCESORIO CPAP Y BIPAP: CIRCUITO RESPIRATORIO-Línea de presión:si;		620	21%	5,220000	6,316200	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	OB	Ref.: 5808 CIP.: 100000586422	CIRCUITO COMPLETO SIN FILTRO, LA VÁLVULA ESPIRATORIA NO VA FIJA AL CIRCUITO POR LO QUE SE PUEDE ADAPTAR A MASCARILLAS CON VÁLVULA. DISPONE DE CONEXIÓN EN T QUE YA NO SE USA EN NUESTRA PRÁCTICA CLÍNICA	7
	79	SU.PC.SANI.01.10.13.155000	B40749	ACCESORIO CPAP Y BIPAP: CIRCUITO RESPIRATORIO-Línea de presión:si;		620	21%	5,220000	6,316200	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	V1	Ref.: 5805 CIP.: 100000586321	CIRCUITO COMPLETO SIN FILTRO, LA VÁLVULA ESPIRATORIA NO VA FIJA AL CIRCUITO POR LO QUE SE PUEDE ADAPTAR A MASCARILLAS CON VÁLVULA.	20
	80	SU.PC.SANI.01.10.13.000015	F36488	EQUIPO COMPLETO PARA CPAP CON SISTEMA ABIERTO CON VALVULA PEEP-Tamaño:grande;		420	21%	45,000000	54,450000	LINDE MEDICAL, S.L.U.	OB	Ref.: 22000522 CIP.: 100127160347	ES UN SISTEMA QUE PROPORCIONA EL FLUJO SUFICIENTE AL PACIENTE PARA CUALQUIER DEMANDA DE ESFUERZO, MASCARILLA ANATÓMICA DE TAMAÑO ADECUADO, ARNÉS CONFORTABLE	20
	80	SU.PC.SANI.01.10.13.000015	F36488	EQUIPO COMPLETO PARA CPAP CON SISTEMA ABIERTO CON VALVULA PEEP-Tamaño:grande;		420	21%	45,000000	54,450000	LABORATORIOS CAIR ESPAÑA, S.L.U.	OB	Ref.: 700/6411 CIP.: 100105093045	ES UN SISTEMA MÁS COMPLEJO AL TENER QUE FABRICAR LA MEZCLA. EL ARNÉS NO AJUSTA BIEN LA MASCARILLA, ADEMÁS ES MÁS PESADA Y CON MASCARILLA MUY PEQUEÑA Y EN GENERAL DE MÁS DIFÍCIL MANEJO	5
	81	SU.PC.SANI.01.10.13.000015	F36489	EQUIPO COMPLETO PARA CPAP CON SISTEMA ABIERTO CON VALVULA PEEP-Tamaño:mediano;		20	21%	45,000000	54,450000	LABORATORIOS CAIR ESPAÑA, S.L.U.	OB	Ref.: 700/6412 CIP.: 100101431762	ES UN SISTEMA MÁS COMPLEJO AL TENER QUE FABRICAR LA MEZCLA. EL ARNÉS NO AJUSTA BIEN LA MASCARILLA, ADEMÁS ES MÁS PESADA Y CON MASCARILLA MUY PEQUEÑA Y EN GENERAL DE MÁS DIFÍCIL MANEJO	5
	81	SU.PC.SANI.01.10.13.000015	F36489	EQUIPO COMPLETO PARA CPAP CON SISTEMA ABIERTO CON VALVULA PEEP-Tamaño:mediano;		20	21%	45,000000	54,450000	LINDE MEDICAL, S.L.U.	OB	Ref.. 22000521 CIP.: 100127063468	ES UN SISTEMA QUE PROPORCIONA EL FLUJO SUFICIENTE AL PACIENTE PARA CUALQUIER DEMANDA DE ESFUERZO, MASCARILLA ANATÓMICA DE TAMAÑO ADECUADO, ARNÉS CONFORTABLE	20

Córdoba, 11 de junio de 2019

LA DIRECTORA DE LA UGC DE CUIDADOS INTENSIVOS DE HURS

LA SUPERVISORA DE LA UCI DE HURS

LA ENFERMERA DE NEUMOLOGÍA

EL SUPERVISR DE URGENCIAS/UCI DEL ASNC

LA SUPERVISORA DE UCI DE AGSCS

COORDIN. CUIDADOS ENFERMERIA UGC FUENTE PALMERA

LA SUPERVISORA DE PEDIATRÍA

EL FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ANESTESIA Y REANIMACIÓN

EL FACULTATIVO DE UCI DE HURS