PLS: CÓRDOBA
OBJETO DEL CONTRATO: Sum. Material de Anestesia y Analgesia (01.19)
Nº de EXPEDIENTE: 298/2019 (PAAM 24/19)

Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERISTICAS TÉCNICAS	Unidades (2	%iva	Precio Unitario sin IVA	Precio unitario con IVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos	IVA	Of. Económica S/IVA	Of. Económica C/IVA	% bajada	Puntuación Económica	Grado eficiencia	Puntuación grado de eficiencia	PUNTUACION TOTAL	ADJUDICATARIO
1	SU.PC.SANI.01.19.01.000004	B87563	AGUJA PORTAL VENOSO ACODADA C/ SIST. SEGURIDAD, LINEA Y ACCESO LATERAL- Diámetro:[19-19];Longitud aguja:[0-20);Longitud línea:[0-25);		1.192	21%	2,61	3,1581	SMITHS MEDICAL ESPAÑA, S.R.L.		CIP: 100013211155 / REF: 21-2868-24	DISPONEN DE DOBLE CLAMPAJE PARA CIERRE DE LA LÍNEA, LA AGUJA ESTÁ BISELADA Y NO ES RECTA EN TODO SU RECORRIDO, SINO QUE SE INCLINA EN EL TRAMO FINAL, LO QUE FACILITA LA INSERCIÓN Y RESULTA MENOS TRAUMÁTICA	20	21%	2,43	2,9403	6,90%	24,50	8,230453	33,81	78,31	
1	SU.PC.SANI.01.19.01.000004	B87563	AGUJA PORTAL VENOSO ACODADA C/ SIST. SEGURIDAD, LINEA Y ACCESO LATERAL- Diámetro:[19-19];Longitud aguja:[0-20);Longitud línea:[0-25);		1.192	21%	2,61	3,1581	BARD DE ESPAÑA, S.L.U.		CIP: 100070149387 / REF: LH0033YN	DISPONEN DE DOBLE CLAMPAJE PARA CIERRE DE LA LÍNEA, LA AGUJA ESTÁ BISELADA Y NO ES RECTA EN TODO SU RECORRIDO, SINO QUE SE INCLINA EN EL TRAMO FINAL, LO QUE FACILITA LA INSERCIÓN Y RESULTA MENOS TRAUMÁTICA	20	21%	2,347107438	2,84	10,07%	43,48	8,521127	35,00	98,48	BARD DE ESPAÑA, S.L.U.
1	SU.PC.SANI.01.19.01.000004	B87563	AGUJA PORTAL VENOSO ACODADA C/ SIST. SEGURIDAD, LINEA Y ACCESO LATERAL- Diámetro:[19-19];Longitud aguja:[0-20);Longitud línea:[0-25);		1.192	21%	2,61	3,1581	BARD DE ESPAÑA, S.L.U.		CIP: 100070149286 / REF: LH0039YN	DISPONEN DE DOBLE CLAMPAJE PARA CIERRE DE LA LÍNEA, LA AGUJA ESTÁ BISELADA Y NO ES RECTA EN TODO SU RECORRIDO, SINO QUE SE INCLINA EN EL TRAMO FINAL, LO QUE FACILITA LA INSERCIÓN Y RESULTA MENOS TRAUMÁTICA, PERO RESULTA MUY CORTA Y PUEDE SUPONER QUE NO SE LLEGUE A LA CÁMARA DEL RESERVORIO	7	21%	2,347107438	2,84	10,07%	43,48	2,982394	12,25	62,73	
1	SU.PC.SANI.01.19.01.000004	B87563	AGUJA PORTAL VENOSO ACODADA C/ SIST. SEGURIDAD, LINEA Y ACCESO LATERAL- Diámetro:[19-19];Longitud aguja:[0-20);Longitud línea:[0-25);		1.192	21%	2,61	3,1581	B. BRAUN SURGICAL, S.A.		CIP: 100131763846 / REF: 4447057	NO DISPONEN DE DOBLE CLAMPAJE PARA CIERRE DE LA LÍNEA, LO QUE LE CONFIERE MENOR SEGURIDAD, LA AGUJA ESTÁ BISELADA Y ES RECTA EN TODO SU RECORRIDO, LO QUE RESULTA MENOS ADECUADO PARA LA INSERCIÓN Y LA HACE MÁS TRAUMÁTICA. ADEMÁS ES MÁS CORTA QUE LAS OTRAS OFERTAS Y PUEDE SUPONER QUE NO SE LLEGUE A LA CÁMARA DEL RESERVORIO	7	21%	2,3	2,783	11,88%	45,00	3,043478	12,50	64,50	
2	SU.PC.SANI.01.19.01.000004	B76500	AGUJA PORTAL VENOSO ACODADA C/ SIST. SEGURIDAD, LINEA Y ACCESO LATERAL- Diámetro:[19-19];Longitud aguja:[20-30];Longitud línea:[0-25);		2.394	21%	2,61	3,1581	SMITHS MEDICAL ESPAÑA, S.R.L.		CIP: 100013211256 / REF: 21-2869-24	DISPONEN DE DOBLE CLAMPAJE PARA CIERRE DE LA LÍNEA, LA AGUJA ESTÁ BISELADA Y NO ES RECTA EN TODO SU RECORRIDO, SINO QUE SE INCLINA EN EL TRAMO FINAL, LO QUE FACILITA LA INSERCIÓN Y RESULTA MENOS TRAUMÁTICA	20	21%	2,43	2,9403	6,90%	24,50	8,230453	33,81	78,31	
2	SU.PC.SANI.01.19.01.000004	B76500	AGUJA PORTAL VENOSO ACODADA C/ SIST. SEGURIDAD, LINEA Y ACCESO LATERAL- Diámetro:[19-19];Longitud aguja:[20-30];Longitud línea:[0-25);		2.394	21%	2,61	3,1581	BARD DE ESPAÑA, S.L.U.		CIP: 100070151308 / REF: LH0034YN	DISPONEN DE DOBLE CLAMPAJE PARA CIERRE DE LA LÍNEA, LA AGUJA ESTÁ BISELADA Y NO ES RECTA EN TODO SU RECORRIDO, SINO QUE SE INCLINA EN EL TRAMO FINAL, LO QUE FACILITA LA INSERCIÓN Y RESULTA MENOS TRAUMÁTICA	20	21%	2,347107438	2,84	10,07%	45,00	8,521127	35,00	100,00	BARD DE ESPAÑA, S.L.U.
2	SU.PC.SANI.01.19.01.000004	B76500	AGUJA PORTAL VENOSO ACODADA C/ SIST. SEGURIDAD, LINEA Y ACCESO LATERAL- Diámetro:[19-19];Longitud aguja:[20-30];Longitud línea:[0-25);		2.394	21%	2,61	3,1581	B. BRAUN SURGICAL, S.A.		CIP: 100115882428 / REF: 4447045	LA AGUJA NO CUMPLE PPT AL SER DE 15 MM DE LONGITUD, CUANDO SE SOLICITA DE 20 A 30 MM	0	21%	EXCLUIDO POR NO SUPERAR UMBRAL MÍNIMO						-	
3	SU.PC.SANI.01.19.01.000004	D92271	AGUJA PORTAL VENOSO ACODADA C/ SIST. SEGURIDAD, LINEA Y ACCESO LATERAL- Diámetro:[19-19];Longitud aguja:(30-40];Longitud línea:[0-25);		402	21%	3,44	4,1624	SMITHS MEDICAL ESPAÑA, S.R.L.		CIP: 100013211357 / REF: 21-2870-24	DISPONEN DE DOBLE CLAMPAJE PARA CIERRE DE LA LÍNEA, LA AGUJA ESTÁ BISELADA Y NO ES RECTA EN TODO SU RECORRIDO, SINO QUE SE INCLINA EN EL TRAMO FINAL, LO QUE FACILITA LA INSERCIÓN Y RESULTA MENOS TRAUMÁTICA	20	21%	2,43	2,9403	29,36%	43,86	8,230453	33,81	97,67	
3	SU.PC.SANI.01.19.01.000004	D92271	AGUJA PORTAL VENOSO ACODADA C/ SIST. SEGURIDAD, LINEA Y ACCESO LATERAL- Diámetro:[19-19];Longitud aguja:(30-40];Longitud línea:[0-25);		402	21%	3,44	4,1624	BARD DE ESPAÑA, S.L.U.		CIP: 100070159489 / REF: LH0040YN	DISPONEN DE DOBLE CLAMPAJE PARA CIERRE DE LA LÍNEA, LA AGUJA ESTÁ BISELADA Y NO ES RECTA EN TODO SU RECORRIDO, SINO QUE SE INCLINA EN EL TRAMO FINAL, LO QUE FACILITA LA INSERCIÓN Y RESULTA MENOS TRAUMÁTICA	20	21%	2,347107438	2,84	31,77%	44,59	8,521127	35,00	99,59	BARD DE ESPAÑA, S.L.U.
3	SU.PC.SANI.01.19.01.000004	D92271	AGUJA PORTAL VENOSO ACODADA C/ SIST. SEGURIDAD, LINEA Y ACCESO LATERAL- Diámetro:[19-19];Longitud aguja:(30-40];Longitud línea:[0-25);		402	21%	3,44	4,1624	B. BRAUN SURGICAL, S.A.		CIP: 100115882529 / REF: 4447048	NO DISPONEN DE DOBLE CLAMPAJE PARA CIERRE DE LA LÍNEA, LO QUE LE CONFIERE MENOR SEGURIDAD, LA AGUJA ESTÁ BISELADA Y ES RECTA EN TODO SU RECORRIDO, LO QUE RESULTA MENOS ADECUADO PARA LA INSERCIÓN Y LA HACE MÁS TRAUMÁTICA.ADEMÁS ES MÁS CORTA QUE LAS OTRAS OFERTAS Y PUEDE SUPONER QUE NO SE LLEGUE A LA CÁMARA DEL RESERVORIO	7	21%	2,3	2,783	33,14%	45,00	3,043478	12,50	64,50	
4	SU.PC.SANI.01.19.01.000004	D85326	AGUJA PORTAL VENOSO ACODADA C/ SIST. SEGURIDAD, LINEA Y ACCESO LATERAL- Diámetro:[20-20];Longitud aguja:[0-20);Longitud línea:[0-25);		24.562	21%	2,61	3,1581	SMITHS MEDICAL ESPAÑA, S.R.L.		CIP: 100013210842 / REF: 21-2865-24	DISPONEN DE DOBLE CLAMPAJE PARA CIERRE DE LA LÍNEA, LA AGUJA ESTÁ BISELADA Y NO ES RECTA EN TODO SU RECORRIDO, SINO QUE SE INCLINA EN EL TRAMO FINAL, LO QUE FACILITA LA INSERCIÓN Y RESULTA MENOS TRAUMÁTICA	20	21%	2,43	2,9403	6,90%	24,50	8,230453	33,81	78,31	
4	SU.PC.SANI.01.19.01.000004	D85326	AGUJA PORTAL VENOSO ACODADA C/ SIST. SEGURIDAD, LINEA Y ACCESO LATERAL- Diámetro:[20-20];Longitud aguja:[0-20);Longitud línea:[0-25);		24.562	21%	2,61	3,1581	SMITHS MEDICAL ESPAÑA, S.R.L.		CIP: 100013210741 / REF: 21-2864-24	DISPONEN DE DOBLE CLAMPAJE PARA CIERRE DE LA LÍNEA, LA AGUJA ESTÁ BISELADA Y NO ES RECTA EN TODO SU RECORRIDO, SINO QUE SE INCLINA EN EL TRAMO FINAL, LO QUE FACILITA LA INSERCIÓN Y RESULTA MENOS TRAUMÁTICA, PERO ES MÁS CORTA QUE LA OTRA REFERENCIA OFERTADA POR LA EMPRESA Y PUEDE SUPONER QUE NO SE LLEGUE A LA CÁMARA DEL RESERVORIO	7	21%	2,43	2,9403	6,90%	24,50	2,880658	11,83	43,33	
4	SU.PC.SANI.01.19.01.000004	D85326	AGUJA PORTAL VENOSO ACODADA C/ SIST. SEGURIDAD, LINEA Y ACCESO LATERAL- Diámetro:[20-20];Longitud aguja:[0-20);Longitud línea:[0-25);		24.562	21%	2,61	3,1581	BARD DE ESPAÑA, S.L.U.		CIP: 100070159681 / REF: LH0031YN	DISPONEN DE DOBLE CLAMPAJE PARA CIERRE DE LA LÍNEA, LA AGUJA ESTÁ BISELADA Y NO ES RECTA EN TODO SU RECORRIDO, SINO QUE SE INCLINA EN EL TRAMO FINAL, LO QUE FACILITA LA INSERCIÓN Y RESULTA MENOS TRAUMÁTICA	20	21%	2,347107438	2,84	10,07%	43,48	8,521127	35,00	98,48	BARD DE ESPAÑA, S.L.U.
4	SU.PC.SANI.01.19.01.000004	D85326	AGUJA PORTAL VENOSO ACODADA C/ SIST. SEGURIDAD, LINEA Y ACCESO LATERAL- Diámetro:[20-20];Longitud aguja:[0-20);Longitud línea:[0-25);		24.562	21%	2,61	3,1581	BARD DE ESPAÑA, S.L.U.		CIP: 100070159580 / REF: LH0037YN	DISPONEN DE DOBLE CLAMPAJE PARA CIERRE DE LA LÍNEA, LA AGUJA ESTÁ BISELADA Y NO ES RECTA EN TODO SU RECORRIDO, SINO QUE SE INCLINA EN EL TRAMO FINAL, LO QUE FACILITA LA INSERCIÓN Y RESULTA MENOS TRAUMÁTICA, PERO ES MÁS CORTA QUE LA OTRA REFERENCIA OFERTADA POR LA EMPRESA Y PUEDE SUPONER QUE NO SE LLEGUE A LA CÁMARA DEL RESERVORIO	7	21%	2,347107438	2,84	10,07%	43,48	2,982394	12,25	62,73	
4	SU.PC.SANI.01.19.01.000004	D85326	AGUJA PORTAL VENOSO ACODADA C/ SIST. SEGURIDAD, LINEA Y ACCESO LATERAL- Diámetro:[20-20];Longitud aguja:[0-20);Longitud línea:[0-25);		24.562	21%	2,61	3,1581	B. BRAUN SURGICAL, S.A.		CIP: 100115882721 / REF: 4447050	NO DISPONEN DE DOBLE CLAMPAJE PARA CIERRE DE LA LÍNEA, LO QUE LE CONFIERE MENOR SEGURIDAD, LA AGUJA ESTÁ BISELADA Y ES RECTA EN TODO SU RECORRIDO, LO QUE RESULTA MENOS ADECUADO PARA LA INSERCIÓN Y LA HACE MÁS TRAUMÁTICA. ADEMÁS ES MÁS CORTA QUE LAS OTRAS OFERTAS Y PUEDE SUPONER QUE NO SE LLEGUE A LA CÁMARA DEL RESERVORIO	7	21%	2,3	2,783	11,88%	45,00	3,043478	12,50	64,50	
5	SU.PC.SANI.01.19.01.000004	D92272	AGUJA PORTAL VENOSO ACODADA C/ SIST. SEGURIDAD, LINEA Y ACCESO LATERAL- Diámetro:[20-20];Longitud aguja:[20-30];Longitud línea:[0-25);		5.946	21%	3,44	4,1624	SMITHS MEDICAL ESPAÑA, S.R.L.		CIP: 100013210943 / REF: 21-2866-24	DISPONEN DE DOBLE CLAMPAJE PARA CIERRE DE LA LÍNEA, LA AGUJA ESTÁ BISELADA Y NO ES RECTA EN TODO SU RECORRIDO, SINO QUE SE INCLINA EN EL TRAMO FINAL, LO QUE FACILITA LA INSERCIÓN Y RESULTA MENOS TRAUMÁTICA	20	21%	2,43	2,9403	29,36%	43,86	8,230453	33,81	97,67	
5	SU.PC.SANI.01.19.01.000004	D92272	AGUJA PORTAL VENOSO ACODADA C/ SIST. SEGURIDAD, LINEA Y ACCESO LATERAL- Diámetro:[20-20];Longitud aguja:[20-30];Longitud línea:[0-25);		5.946	21%	3,44	4,1624	BARD DE ESPAÑA, S.L.U.		CIP: 100070147761 / REF: LH0032YN	DISPONEN DE DOBLE CLAMPAJE PARA CIERRE DE LA LÍNEA, LA AGUJA ESTÁ BISELADA Y NO ES RECTA EN TODO SU RECORRIDO, SINO QUE SE INCLINA EN EL TRAMO FINAL, LO QUE FACILITA LA INSERCIÓN Y RESULTA MENOS TRAUMÁTICA	20	21%	2,347107438	2,84	31,77%	44,59	8,521127	35,00	99,59	BARD DE ESPAÑA, S.L.U.
5	SU.PC.SANI.01.19.01.000004	D92272	AGUJA PORTAL VENOSO ACODADA C/ SIST. SEGURIDAD, LINEA Y ACCESO LATERAL- Diámetro:[20-20];Longitud aguja:[20-30];Longitud línea:[0-25);		5.946	21%	3,44	4,1624	B. BRAUN SURGICAL, S.A.		CIP: 100115882822 / REF: 4447051	DISPONEN DE DOBLE CLAMPAJE PARA CIERRE DE LA LÍNEA, LA AGUJA ESTÁ BISELADA Y NO ES RECTA EN TODO SU RECORRIDO, SINO QUE SE INCLINA EN EL TRAMO FINAL, LO QUE FACILITA LA INSERCIÓN Y RESULTA MENOS TRAUMÁTICA, PERO ES MÁS CORTA QUE LA OTRA REFERENCIA OFERTADA POR LA EMPRESA Y PUEDE SUPONER QUE NO SE LLEGUE A LA CÁMARA DEL RESERVORIO	7	21%	2,3	2,783	33,14%	45,00	3,043478	12,50	64,50	
5	SU.PC.SANI.01.19.01.000004	D92272	AGUJA PORTAL VENOSO ACODADA C/ SIST. SEGURIDAD, LINEA Y ACCESO LATERAL- Diámetro:[20-20];Longitud aguja:[20-30];Longitud línea:[0-25);		5.946	21%	3,44	4,1624	B. BRAUN SURGICAL, S.A.		CIP: 100115892924 / REF: 4447052	NO DISPONEN DE DOBLE CLAMPAJE PARA CIERRE DE LA LÍNEA, LO QUE LE CONFIERE MENOR SEGURIDAD, LA AGUJA ESTÁ BISELADA Y ES RECTA EN TODO SU RECORRIDO, LO QUE RESULTA MENOS ADECUADO PARA LA INSERCIÓN Y LA HACE MÁS TRAUMÁTICA. ADEMÁS ES MÁS CORTA QUE LAS OTRAS OFERTAS Y PUEDE SUPONER QUE NO SE LLEGUE A LA CÁMARA DEL RESERVORIO	7	21%	2,3	2,783	33,14%	45,00	3,043478	12,50	64,50	
6	SU.PC.SANI.01.19.01.000004	D92274	AGUJA PORTAL VENOSO ACODADA C/ SIST. SEGURIDAD, LINEA Y ACCESO LATERAL- Diámetro:[22-22];Longitud aguja:[0-20);Longitud línea:[0-25);		2.372	21%	2,61	3,1581	SMITHS MEDICAL ESPAÑA, S.R.L.		CIP: 100013210347 / REF: 21-2860-24	DISPONEN DE DOBLE CLAMPAJE PARA CIERRE DE LA LÍNEA, LA AGUJA ESTÁ BISELADA Y NO ES RECTA EN TODO SU RECORRIDO, SINO QUE SE INCLINA EN EL TRAMO FINAL, LO QUE FACILITA LA INSERCIÓN Y RESULTA MENOS TRAUMÁTICA, PERO ES MÁS CORTA QUE LA OTRA REFERENCIA OFERTADA POR LA EMPRESA Y PUEDE SUPONER QUE NO SE LLEGUE A LA CÁMARA DEL RESERVORIO	7	21%	2,43	2,9403	6,90%	24,50	2,880658	11,83	43,33	
6	SU.PC.SANI.01.19.01.000004	D92274	AGUJA PORTAL VENOSO ACODADA C/ SIST. SEGURIDAD, LINEA Y ACCESO LATERAL- Diámetro:[22-22];Longitud aguja:[0-20);Longitud línea:[0-25);		2.372	21%	2,61	3,1581	SMITHS MEDICAL ESPAÑA, S.R.L.		CIP: 100013210448 / REF: 21-2861-24	DISPONEN DE DOBLE CLAMPAJE PARA CIERRE DE LA LÍNEA, LA AGUJA ESTÁ BISELADA Y NO ES RECTA EN TODO SU RECORRIDO, SINO QUE SE INCLINA EN EL TRAMO FINAL, LO QUE FACILITA LA INSERCIÓN Y RESULTA MENOS TRAUMÁTICA	20	21%	2,43	2,9403	6,90%	24,50	8,230453	33,81	78,31	
6	SU.PC.SANI.01.19.01.000004	D92274	AGUJA PORTAL VENOSO ACODADA C/ SIST. SEGURIDAD, LINEA Y ACCESO LATERAL- Diámetro:[22-22];Longitud aguja:[0-20);Longitud línea:[0-25);		2.372	21%	2,61	3,1581	BARD DE ESPAÑA, S.L.U.		CIP: 100070147963 / REF: LH0029YN	DISPONEN DE DOBLE CLAMPAJE PARA CIERRE DE LA LÍNEA, LA AGUJA ESTÁ BISELADA Y NO ES RECTA EN TODO SU RECORRIDO, SINO QUE SE INCLINA EN EL TRAMO FINAL, LO QUE FACILITA LA INSERCIÓN Y RESULTA MENOS TRAUMÁTICA	20	21%	2,347107438	2,84	10,07%	43,48	8,521127	35,00	98,48	BARD DE ESPAÑA, S.L.U.

Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERISTICAS TÉCNICAS	Unidades (2	%iva	Precio Unitario sin IVA	Precio unitario con IVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos	IVA	Of. Económica S/IVA	Of. Económica C/IVA	% bajada	Puntuación Económica	Grado eficiencia	Puntuación grado de eficiencia	PUNTUACION TOTAL	ADJUDICATARIO
6	SU.PC.SANI.01.19.01.000004	D92274	AGUJA PORTAL VENOSO ACODADA C/ SIST. SEGURIDAD, LINEA Y ACCESO LATERAL-Diámetro:[22-22];Longitud aguja:[0-20];Longitud línea:[0-25];		2.372	21%	2,61	3,1581	BARD DE ESPAÑA, S.L.U.		CIP: 100070159883 / REF: LH0035YN	DISPONEN DE DOBLE CLAMPAJE PARA CIERRE DE LA LÍNEA, LA AGUJA ESTÁ BISELADA Y NO ES RECTA EN TODO SU RECORRIDO, SINO QUE SE INCLINA EN EL TRAMO FINAL, LO QUE FACILITA LA INSERCIÓN Y RESULTA MENOS TRAUMÁTICA, PERO ES MÁS CORTA QUE LA OTRA REFERENCIA OFERTADA POR LA EMPRESA Y PUEDE SUPONER QUE NO SE LLEGUE A LA CÁMARA DEL RESERVORIO	7	21%	2,347107438	2,84	10,07%	43,48	2,982394	12,25	62,73	
6	SU.PC.SANI.01.19.01.000004	D92274	AGUJA PORTAL VENOSO ACODADA C/ SIST. SEGURIDAD, LINEA Y ACCESO LATERAL-Diámetro:[22-22];Longitud aguja:[0-20];Longitud línea:[0-25];		2.372	21%	2,61	3,1581	B. BRAUN SURGICAL, S.A.		CIP: 100115893035 / REF: 4447054	NO DISPONEN DE DOBLE CLAMPAJE PARA CIERRE DE LA LÍNEA, LO QUE LE CONFIERE MENOR SEGURIDAD, LA AGUJA ESTÁ BISELADA Y ES RECTA EN TODO SU RECORRIDO, LO QUE RESULTA MENOS ADECUADO PARA LA INSERCIÓN Y LA HACE MÁS TRAUMÁTICA. ES MÁS CORTA QUE OTRAS OFERTAS Y PUEDE SUPONER QUE NO SE LLEGUE A LA CÁMARA DEL RESERVORIO	7	21%	2,3	2,783	11,88%	45,00	3,043478	12,50	64,50	
7	SU.PC.SANI.01.19.01.000004	D92275	AGUJA PORTAL VENOSO ACODADA C/ SIST. SEGURIDAD, LINEA Y ACCESO LATERAL-Diámetro:[22-22];Longitud aguja:[20-30];Longitud línea:[0-25];		124	21%	2,61	3,1581	SMITHS MEDICAL ESPAÑA, S.R.L.		CIP: 100013210549 / REF: 21-2862-24	DISPONEN DE DOBLE CLAMPAJE PARA CIERRE DE LA LÍNEA, LA AGUJA ESTÁ BISELADA Y NO ES RECTA EN TODO SU RECORRIDO, SINO QUE SE INCLINA EN EL TRAMO FINAL, LO QUE FACILITA LA INSERCIÓN Y RESULTA MENOS TRAUMÁTICA	20	21%	2,43	2,9403	6,90%	24,50	8,230453	33,81	78,31	
7	SU.PC.SANI.01.19.01.000004	D92275	AGUJA PORTAL VENOSO ACODADA C/ SIST. SEGURIDAD, LINEA Y ACCESO LATERAL-Diámetro:[22-22];Longitud aguja:[20-30];Longitud línea:[0-25];		124	21%	2,61	3,1581	BARD DE ESPAÑA, S.L.U.		CIP: 100070148074 / REF: LH0030YN	DISPONEN DE DOBLE CLAMPAJE PARA CIERRE DE LA LÍNEA, LA AGUJA ESTÁ BISELADA Y NO ES RECTA EN TODO SU RECORRIDO, SINO QUE SE INCLINA EN EL TRAMO FINAL, LO QUE FACILITA LA INSERCIÓN Y RESULTA MENOS TRAUMÁTICA	20	21%	2,347107438	2,84	10,07%	43,48	8,521127	35,00	98,48	BARD DE ESPAÑA, S.L.U.
7	SU.PC.SANI.01.19.01.000004	D92275	AGUJA PORTAL VENOSO ACODADA C/ SIST. SEGURIDAD, LINEA Y ACCESO LATERAL-Diámetro:[22-22];Longitud aguja:[20-30];Longitud línea:[0-25];		124	21%	2,61	3,1581	B. BRAUN SURGICAL, S.A.		CIP: 100115893237 / REF: 4447055	NO DISPONEN DE DOBLE CLAMPAJE PARA CIERRE DE LA LÍNEA, LO QUE LE CONFIERE MENOR SEGURIDAD, LA AGUJA ESTÁ BISELADA Y ES RECTA EN TODO SU RECORRIDO, LO QUE RESULTA MENOS ADECUADO PARA LA INSERCIÓN Y LA HACE MÁS TRAUMÁTICA. ES MÁS CORTA QUE OTRAS OFERTAS Y PUEDE SUPONER QUE NO SE LLEGUE A LA CÁMARA DEL RESERVORIO	7	21%	2,3	2,783	11,88%	45,00	3,043478	12,50	64,50	
8	SU.PC.SANI.01.19.03.002000	C28977	ELECTRODO IONTOFORESIS CON CONTROL DE PH-Capacidad reservorio:[1.5-1.5];		144	21%	5,876033	7,11	CARDIVA 2, S.L.		CIP: 100004329632 / REF: 199332-001	LA OFERTA ES MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	20	21%	5,8	7,018	1,29%	7,00	3,448276	35,00	62,00	CARDIVA 2, S.L.
9	SU.PC.SANI.01.19.03.002000	C31184	ELECTRODO IONTOFORESIS CON CONTROL DE PH-Capacidad reservorio:[2.5-2.5];		288	21%	5,876033	7,11	CARDIVA 2, S.L.		CIP: 100004329834 / REF: 199335-001	LA OFERTA ES MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	20	21%	5,8	7,018	1,29%	7,00	3,448276	35,00	62,00	CARDIVA 2, S.L.
10	SU.PC.SANI.01.19.03.002000	C28132	ELECTRODO IONTOFORESIS CON CONTROL DE PH-Capacidad reservorio:[4-4];		324	21%	5,876033	7,11	CARDIVA 2, S.L.		CIP: 100004329733 / REF: 199336-001	LA OFERTA ES MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	20	21%	5,8	7,018	1,29%	7,00	3,448276	35,00	62,00	CARDIVA 2, S.L.
11	SU.PC.SANI.01.19.02.300006		EQ. PORTAL VASCULAR CAMARA M.PLASTICO Y TITANIO/ BAJO PERFIL-	DIÁMETRO EXTERNO DEL CATÉTER DE APROXIMADAMENTE MAYOR A 7 F Y MENOR O IGUAL A 9 F. DIÁMETRO INTERNO MAYOR O IGUAL A 4 F. LONGITUD DEL CATÉTER MAYOR O IGUAL A 30 CM. ALTURA DE LA CÁMARA DE APROXIMADAMENTE 10 MM	186	10%	260	286	PALEX MEDICAL, S.A.		CIP: 100131683636 / REF: 201.22.12.33	DIÁMETRO EXTERNO DE 8 F, DIÁMETRO INTERNO 4,8 F, ALTURA DE LA CÁMARA DE 10,6, CATÉTER DE 60 CM. CATÉTER DEMASIADO BLANDO, DE MÁS FÁCIL DESCONEXIÓN AL RESERVORIO AL MANEJARLO. NO DISPONE DE ELEVADO EFECTO MEMORIA DEL CATÉTER, LO QUE DIFICULTA SU INTRODUCCIÓN. PESO 6 GRAMOS, MÁS ELEVADO QUE EL DE OTRA OFERTA DE ESTE LOTE	7	10%	150	165	42,31%	42,86	0,046667	9,80	59,66	
11	SU.PC.SANI.01.19.02.300006		EQ. PORTAL VASCULAR CAMARA M.PLASTICO Y TITANIO/ BAJO PERFIL-	DIÁMETRO EXTERNO DEL CATÉTER DE APROXIMADAMENTE MAYOR A 7 F Y MENOR O IGUAL A 9 F. DIÁMETRO INTERNO MAYOR O IGUAL A 4 F. LONGITUD DEL CATÉTER MAYOR O IGUAL A 30 CM. ALTURA DE LA CÁMARA DE APROXIMADAMENTE 10 MM	186	10%	260	286	PALEX MEDICAL, S.A.		CIP: 100131683535 / REF: 201.24.12.33	DIÁMETRO EXTERNO DE 8 F, DIÁMETRO INTERNO 4,8 F, ALTURA DE LA CÁMARA DE 10,6, CATÉTER DE 60 CM. CATÉTER DEMASIADO BLANDO, DE MÁS FÁCIL DESCONEXIÓN AL RESERVORIO AL MANEJARLO. NO DISPONE DE ELEVADO EFECTO MEMORIA DEL CATÉTER, LO QUE DIFICULTA SU INTRODUCCIÓN. PESO 6 GRAMOS, MÁS ELEVADO QUE EL DE OTRA OFERTA DE ESTE LOTE	7	10%	150	165	42,31%	42,86	0,046667	9,80	59,66	
11	SU.PC.SANI.01.19.02.300006		EQ. PORTAL VASCULAR CAMARA M.PLASTICO Y TITANIO/ BAJO PERFIL-	DIÁMETRO EXTERNO DEL CATÉTER DE APROXIMADAMENTE MAYOR A 7 F Y MENOR O IGUAL A 9 F. DIÁMETRO INTERNO MAYOR O IGUAL A 4 F. LONGITUD DEL CATÉTER MAYOR O IGUAL A 30 CM. ALTURA DE LA CÁMARA DE APROXIMADAMENTE 10 MM	186	10%	260	286	HOSPIDIS, S.L.		CIP: 100011126701 / REF: 61.636.72.087-K	DIÁMETRO EXTERNO DE 8 F, DIÁMETRO INTERNO 4,8 F, ALTURA DE LA CÁMARA DE 13,2 LUEGO SE ALEJA DE LOS APROX 10 MM REQUERIDOS, CATÉTER DE 75 CM. ADEMÁS LA CÁMARA NO TIENE TITANIO, LUEGO NO CUMPLE PPT	0	10%	EXCLUIDO POR NO SUPERAR UMBRAL MÍNIMO						-	
11	SU.PC.SANI.01.19.02.300006		EQ. PORTAL VASCULAR CAMARA M.PLASTICO Y TITANIO/ BAJO PERFIL-	DIÁMETRO EXTERNO DEL CATÉTER DE APROXIMADAMENTE MAYOR A 7 F Y MENOR O IGUAL A 9 F. DIÁMETRO INTERNO MAYOR O IGUAL A 4 F. LONGITUD DEL CATÉTER MAYOR O IGUAL A 30 CM. ALTURA DE LA CÁMARA DE APROXIMADAMENTE 10 MM	186	10%	260	286	B. BRAUN SURGICAL, S.A.		CIP: 100004814439 / REF:4433556	DIÁMETRO EXTERNO DE 8,5 F, DIÁMETRO INTERNO 4,8 F, ALTURA DE LA CÁMARA DE 10,6, CATÉTER DE 80 CM. EL INTRODUCTOR PELABLE ES DE FÁCIL MANEJO. ESTABILIDAD DE LA CÁMARA SIN DESPLAZAMIENTO TRAS SU IMPLANTACIÓN. GRAN FLEXIBILIDAD DE CATÉTER, LO QUE DISMINUYE EL RIESGO DE DESCONEXIÓN AL RESERVORIO, LO QUE LE CONFIERE MAYOR SEGURIDAD. CATÉTER CON ADECUADO EFECTO MEMORIA, LO QUE FACILITA LA IMPLANTACIÓN. PESO DE 4,7 GRAMOS, MENOR AL DE OTRAS OFERTAS	20	10%	120	132	53,85%	45,00	0,166667	35,00	100,00	B. BRAUN SURGICAL, S.A.
11	SU.PC.SANI.01.19.02.300006		EQ. PORTAL VASCULAR CAMARA M.PLASTICO Y TITANIO/ BAJO PERFIL-	DIÁMETRO EXTERNO DEL CATÉTER DE APROXIMADAMENTE MAYOR A 7 F Y MENOR O IGUAL A 9 F. DIÁMETRO INTERNO MAYOR O IGUAL A 4 F. LONGITUD DEL CATÉTER MAYOR O IGUAL A 30 CM. ALTURA DE LA CÁMARA DE APROXIMADAMENTE 10 MM	186	10%	260	286	VYGON, S.A.U.		CIP: 100092928276 / REF:3007 ISP	DIÁMETRO EXTERNO DE 6,5 F, LUEGO RESULTA DE MENOR DIÁMETRO AL REQUERIDO PUES SE SOLICITA MAYOR A 7 F, POR LO QUE NO CUMPLE EL PPT	0	10%	EXCLUIDO POR NO SUPERAR UMBRAL MÍNIMO						-	
11	SU.PC.SANI.01.19.02.300006		EQ. PORTAL VASCULAR CAMARA M.PLASTICO Y TITANIO/ BAJO PERFIL-	DIÁMETRO EXTERNO DEL CATÉTER DE APROXIMADAMENTE MAYOR A 7 F Y MENOR O IGUAL A 9 F. DIÁMETRO INTERNO MAYOR O IGUAL A 4 F. LONGITUD DEL CATÉTER MAYOR O IGUAL A 30 CM. ALTURA DE LA CÁMARA DE APROXIMADAMENTE 10 MM	186	10%	260	286	VYGON, S.A.U.		CIP: 100092930297 / REF:3008 ISP	DIÁMETRO EXTERNO DE 7,2 F, DIÁMETRO INTERNO 3,6 F POR LO CUAL NO CUMPLE PPT AL SOLICITARSE MAYOR DE 4 F ALTURA DE LA CÁMARA DE 10,1, CATÉTER DE 60 CM.	0	10%	EXCLUIDO POR NO SUPERAR UMBRAL MÍNIMO						-	
12	SU.PC.SANI.01.19.02.300006		EQ. PORTAL VASCULAR CAMARA M.PLASTICO Y TITANIO/ BAJO PERFIL-	DIÁMETRO EXTERNO DEL CATÉTER DE APROXIMADAMENTE MAYOR O IGUAL A 5 F Y MENOR O IGUAL 7 F. DIÁMETRO INTERNO MAYOR O IGUAL A 4 F. LONGITUD DEL CATÉTER MAYOR O IGUAL A 30 CM. ALTURA DE LA CÁMARA DE APROXIMADAMENTE 10 MM	300	10%	280	308	PALEX MEDICAL, S.A.		CIP: 100131693132 / REF: 201.24.12.20	DIÁMETRO EXTERNO DE 6 F, DIÁMETRO INTERNO 4 F, ALTURA DE LA CÁMARA DE 10,6, CATÉTER DE 60 CM. CATÉTER DEMASIADO BLANDO, DE MÁS FÁCIL DESCONEXIÓN AL RESERVORIO AL MANEJARLO. NO DISPONE DE ELEVADO EFECTO MEMORIA DEL CATÉTER, LO QUE DIFICULTA SU INTRODUCCIÓN	7	10%	150	165	46,43%	43,13	0,046667	9,80	59,93	
12	SU.PC.SANI.01.19.02.300006		EQ. PORTAL VASCULAR CAMARA M.PLASTICO Y TITANIO/ BAJO PERFIL-	DIÁMETRO EXTERNO DEL CATÉTER DE APROXIMADAMENTE MAYOR O IGUAL A 5 F Y MENOR O IGUAL 7 F. DIÁMETRO INTERNO MAYOR O IGUAL A 4 F. LONGITUD DEL CATÉTER MAYOR O IGUAL A 30 CM. ALTURA DE LA CÁMARA DE APROXIMADAMENTE 10 MM	300	10%	280	308	PALEX MEDICAL, S.A.		CIP: 100131683737 / REF: 201.22.12.20	DIÁMETRO EXTERNO DE 6 F, DIÁMETRO INTERNO 4 F, ALTURA DE LA CÁMARA DE 10,6, CATÉTER DE 60 CM. CATÉTER DEMASIADO BLANDO, DE MÁS FÁCIL DESCONEXIÓN AL RESERVORIO AL MANEJARLO. NO DISPONE DE ELEVADO EFECTO MEMORIA DEL CATÉTER, LO QUE DIFICULTA SU INTRODUCCIÓN	7	10%	150	165	46,43%	43,13	0,046667	9,80	59,93	
12	SU.PC.SANI.01.19.02.300006		EQ. PORTAL VASCULAR CAMARA M.PLASTICO Y TITANIO/ BAJO PERFIL-	DIÁMETRO EXTERNO DEL CATÉTER DE APROXIMADAMENTE MAYOR O IGUAL A 5 F Y MENOR O IGUAL 7 F. DIÁMETRO INTERNO MAYOR O IGUAL A 4 F. LONGITUD DEL CATÉTER MAYOR O IGUAL A 30 CM. ALTURA DE LA CÁMARA DE APROXIMADAMENTE 10 MM	300	10%	280	308	SMITHS MEDICAL ESPAÑA, S.R.L.		CIP: 100004814338 / REF: 21-4591-24	DIÁMETRO EXTERNO DE 5,8 F, DIÁMETRO INTERNO 3 F, LUEGO NO CUMPLE PPT AL SOLICITARSE DE 4 F. ALTURA DE LA CÁMARA DE 10,3, CATÉTER DE 76 CM.	0	10%	EXCLUIDO POR NO SUPERAR UMBRAL MÍNIMO						-	
12	SU.PC.SANI.01.19.02.300006		EQ. PORTAL VASCULAR CAMARA M.PLASTICO Y TITANIO/ BAJO PERFIL-	DIÁMETRO EXTERNO DEL CATÉTER DE APROXIMADAMENTE MAYOR O IGUAL A 5 F Y MENOR O IGUAL 7 F. DIÁMETRO INTERNO MAYOR O IGUAL A 4 F. LONGITUD DEL CATÉTER MAYOR O IGUAL A 30 CM. ALTURA DE LA CÁMARA DE APROXIMADAMENTE 10 MM	300	10%	280	308	HOSPIDIS, S.L.		CIP: 100043976202 / REF: 61.636.08.070-K	DIÁMETRO EXTERNO DE 6,6 F, DIÁMETRO INTERNO 4 F, ALTURA DE LA CÁMARA DE 10,3, CATÉTER DE 75 CM. EL INTRODUCTOR PELABLE ES DE FÁCIL MANEJO. ESTABILIDAD DE LA CÁMARA SIN DESPLAZAMIENTO TRAS SU IMPLANTACIÓN. GRAN FLEXIBILIDAD DE CATÉTER, LO QUE DISMINUYE EL RIESGO DE DESCONEXIÓN AL RESERVORIO, LO QUE LE CONFIERE MAYOR SEGURIDAD. CATÉTER CON ADECUADO EFECTO MEMORIA, LO QUE FACILITA LA IMPLANTACIÓN	20	10%	249,4545455	274,4	10,91%	36,91	0,080175	16,84	73,75	
12	SU.PC.SANI.01.19.02.300006		EQ. PORTAL VASCULAR CAMARA M.PLASTICO Y TITANIO/ BAJO PERFIL-	DIÁMETRO EXTERNO DEL CATÉTER DE APROXIMADAMENTE MAYOR O IGUAL A 5 F Y MENOR O IGUAL 7 F. DIÁMETRO INTERNO MAYOR O IGUAL A 4 F. LONGITUD DEL CATÉTER MAYOR O IGUAL A 30 CM. ALTURA DE LA CÁMARA DE APROXIMADAMENTE 10 MM	300	10%	280	308	B. BRAUN SURGICAL, S.A.		CIP: 100004814136 / REF: 4436946	DIÁMETRO EXTERNO DE 6,5 F, DIÁMETRO INTERNO 4 F, ALTURA DE LA CÁMARA DE 10,6, CATÉTER DE 80 CM. EL INTRODUCTOR PELABLE ES DE FÁCI MANEJO. ESTABILIDAD DE LA CÁMARA SIN DESPLAZAMIENTO TRAS SU IMPLANTACIÓN. GRAN FLEXIBILIDAD DE CATÉTER, LO QUE DISMINUYE EL RIESGO DE DESCONEXIÓN AL RESERVORIO, LO QUE LE CONFIERE MAYOR SEGURIDAD. CATÉTER CON ADECUADO EFECTO MEMORIA, LO QUE FACILITA LA IMPLANTACIÓN	20	10%	120	132	57,14%	45,00	0,166667	35,00	100,00	B. BRAUN SURGICAL, S.A.

Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERISTICAS TÉCNICAS	Unidades (2	%iva	Precio Unitario sin IVA	Precio unitario con IVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos	IVA	Of. Económica S/IVA	Of. Económica C/IVA	% bajada	Puntuación Económica	Grado eficiencia	Puntuación grado de eficiencia	PUNTUACION TOTAL	ADJUDICATARIO
12	SU.PC.SANI.01.19.02.300006		EQ. PORTAL VASCULAR CAMARA M.PLASTICO Y TITANIO/ BAJO PERFIL-	DIÁMETRO EXTERNO DEL CATÉTER DE APROXIMADAMENTE MAYOR O IGUAL A 5 F Y MENOR O IGUAL 7 F. DIÁMETRO INTERNO MAYOR O IGUAL A 4 F. LONGITUD DEL CATÉTER MAYOR O IGUAL A 30 CM. ALTURA DE LA CÁMARA DE APROXIMADAMENTE 10 MM	300	10%	280	308	VYGON, S.A.U.		CIP: 100092932116 / REF: 2005 ISP	DIÁMETRO EXTERNO DE 5 F, DIÁMETRO INTERNO 1,95 F POR LO CUAL NO CUMPLE PPT AL SOLICITARSE MAYOR DE 4 F ALTURA DE LA CÁMARA DE 8,7, CATÉTER DE 60 CM.	0	10%	EXCLUIDO POR NO SUPERAR UMBRAL MÍNIMO						-	
12	SU.PC.SANI.01.19.02.300006		EQ. PORTAL VASCULAR CAMARA M.PLASTICO Y TITANIO/ BAJO PERFIL-	DIÁMETRO EXTERNO DEL CATÉTER DE APROXIMADAMENTE MAYOR O IGUAL A 5 F Y MENOR O IGUAL 7 F. DIÁMETRO INTERNO MAYOR O IGUAL A 4 F. LONGITUD DEL CATÉTER MAYOR O IGUAL A 30 CM. ALTURA DE LA CÁMARA DE APROXIMADAMENTE 10 MM	300	10%	280	308	VYGON, S.A.U.		CIP: 100092939984 / REF: 2007 ISP	DIÁMETRO EXTERNO DE 7 F, DIÁMETRO INTERNO 3,06 F POR LO CUAL NO CUMPLE PPT AL SOLICITARSE MAYOR DE 4 F ALTURA DE LA CÁMARA DE 8,7, CATÉTER DE 80 CM.	0	10%	EXCLUIDO POR NO SUPERAR UMBRAL MÍNIMO						-	
13	SU.PC.SANI.01.19.02.300002		EQ. PORTAL VASCULAR DOBLE CAMARA M.PLASTICO/ ALTO PERFIL	DIÁMETRO EXTERNO DEL CATÉTER DE APROXIMADAMENTE MAYOR O IGUAL A 9 F Y MENOR O IGUAL 10 F. DIÁMETRO INTERNO MAYOR O IGUAL A 3,5 F. LONGITUD DEL CATÉTER MAYOR O IGUAL A 50 CM. ALTURA DE LA CÁMARA DE ENTRE 13 Y 15 MM	168	10%	325	357,5	PALEX MEDICAL, S.A.		CIP: 100004352766 / REF: LPS7523	DIÁMETRO EXTERNO DE 10 F, DIÁMETRO INTERNO 4,2 F, ALTURA DE LA CÁMARA DE 13, CATÉTER DE 76 CM. LA MENOR ALTURA DE LA CÁMARA FRENTE A LA DE LA OTRA OFERTA HACE QUE SOBRESALGA MENOS DE LA PIEL UNA VEZ INTRODUCIDO, SOBRE TODO EN PACIENTES DELGADOS, CON LO QUE CONLLEVA MENOR RIESGO DE EROSIÓN DE LA PIEL.	20	10%	300	330	7,69%	28,00	0,066667	35,00	83,00	PALEX MEDICAL, S.A.
13	SU.PC.SANI.01.19.02.300002		EQ. PORTAL VASCULAR DOBLE CAMARA M.PLASTICO/ ALTO PERFIL	DIÁMETRO EXTERNO DEL CATÉTER DE APROXIMADAMENTE MAYOR O IGUAL A 9 F Y MENOR O IGUAL 10 F. DIÁMETRO INTERNO MAYOR O IGUAL A 3,5 F. LONGITUD DEL CATÉTER MAYOR O IGUAL A 50 CM. ALTURA DE LA CÁMARA DE ENTRE 13 Y 15 MM	168	10%	325	357,5	BARD DE ESPAÑA, S.L.U.		CIP: 100004352463 / REF: 0605930	DIÁMETRO EXTERNO DE 10 F, DIÁMETRO INTERNO 3,9 F, MENOR QUE LA OTRA OFERTA, LO QUE PUEDE SUPONER MENOR FLUJO. ALTURA DE LA CÁMARA DE 14,6, CATÉTER DE 50 CM. LA MAYOR ALTURA DE LA CÁMARA FRENTE A LA DE LA OTRA OFERTA HACE QUE SOBRESALGA MÁS DE LA PIEL UNA VEZ INTRODUCIDO, SOBRE TODO EN PACIENTES DELGADOS, CON LO QUE CONLLEVA MAYOR RIESGO DE EROSIÓN DE LA PIEL.	13	10%	275	302,5	15,38%	45,00	0,047273	24,82	82,82	
14	SU.PC.SANI.01.19.02.300003		EQ. PORTAL VASCULAR DOBLE CAMARA M.PLASTICO Y TITANIO/ BAJO PERFIL-	DIÁMETRO EXTERNO DEL CATÉTER DE APROXIMADAMENTE MAYOR O IGUAL A 6 F Y MENOR O IGUAL 7 F. DIÁMETRO INTERNO MAYOR O IGUAL A 3,3 F. LONGITUD DEL CATÉTER MAYOR O IGUAL A 40 CM. ALTURA DE LA CÁMARA MÁXIMO DE 10,6	60	10%	425	467,5	SMITHS MEDICAL ESPAÑA, S.R.L.		CIP: 100004806155 / REF: 21-8066-24	DIÁMETRO EXTERNO DE 7 F, DIÁMETRO INTERNO 3,3 F, ALTURA DE LA CÁMARA DE 11 MM, LUEGO NO CUMPLE PPT AL SOLICITARSE MÁXIMO DE 10,6 MM	0	10%	EXCLUIDO POR NO SUPERAR UMBRAL MÍNIMO						-	
14	SU.PC.SANI.01.19.02.300003		EQ. PORTAL VASCULAR DOBLE CAMARA M.PLASTICO Y TITANIO/ BAJO PERFIL-	DIÁMETRO EXTERNO DEL CATÉTER DE APROXIMADAMENTE MAYOR O IGUAL A 6 F Y MENOR O IGUAL 7 F. DIÁMETRO INTERNO MAYOR O IGUAL A 3,3 F. LONGITUD DEL CATÉTER MAYOR O IGUAL A 40 CM. ALTURA DE LA CÁMARA MÁXIMO DE 10,6	60	10%	425	467,5	BARD DE ESPAÑA, S.L.U.		CIP: 100004320541 / REF: 0604970	DIÁMETRO EXTERNO DE 7 F, EL DIÁMETRO INTERNO ES DE 3,3 F, ALTURA DE LA CÁMARA DE 10,6 MM, CATÉTER DE 75 CM. EL INTRODUCTOR PELABLE ES DE FÁCIL MANEJO. ESTABILIDAD DE LA CÁMARA SIN DESPLAZAMIENTO TRAS SU IMPLANTACIÓN, ADECUADA FLEXIBILIDAD DE CATÉTER	20	10%	375	412,5	11,76%	45,00	0,053333	35,00	100,00	BARD DE ESPAÑA, S.L.U.
14	SU.PC.SANI.01.19.02.300003		EQ. PORTAL VASCULAR DOBLE CAMARA M.PLASTICO Y TITANIO/ BAJO PERFIL-	DIÁMETRO EXTERNO DEL CATÉTER DE APROXIMADAMENTE MAYOR O IGUAL A 6 F Y MENOR O IGUAL 7 F. DIÁMETRO INTERNO MAYOR O IGUAL A 3,3 F. LONGITUD DEL CATÉTER MAYOR O IGUAL A 40 CM. ALTURA DE LA CÁMARA MÁXIMO DE 10,6	60	10%	425	467,5	HOSPIDIS, S.L.		CIP: 100070159984 / REF: 61.602.20.077	LA ALTURA DE LA CÁMARA ES DE 12,7 MM, CUANDO SE SOLICITA UN MÁXIMO DE 10,6, LUEGO UN CUMPLE PPT	0	10%	EXCLUIDO POR NO SUPERAR UMBRAL MÍNIMO						-	
14	SU.PC.SANI.01.19.02.300003		EQ. PORTAL VASCULAR DOBLE CAMARA M.PLASTICO Y TITANIO/ BAJO PERFIL-	DIÁMETRO EXTERNO DEL CATÉTER DE APROXIMADAMENTE MAYOR O IGUAL A 6 F Y MENOR O IGUAL 7 F. DIÁMETRO INTERNO MAYOR O IGUAL A 3,3 F. LONGITUD DEL CATÉTER MAYOR O IGUAL A 40 CM. ALTURA DE LA CÁMARA MÁXIMO DE 10,6	60	10%	425	467,5	B. BRAUN SURGICAL, S.A.		CIP: 100004817267 / REF: 4430101	DIÁMETRO EXTERNO DE 10 F, LUEGO UN CUMPLE PPT AL SOLICITARSE ENTRE 6 Y 7 F	0	10%	EXCLUIDO POR NO SUPERAR UMBRAL MÍNIMO						-	
15	SU.PC.SANI.01.19.03.103000	B51447	ELECTRODO ADHESIVO PARA ESTIMULADOR C/ CABLE-Longitud:[30-60];Ancho:[30-60];		18.562	21%	0,4	0,484	ENDOOK EUROPA, S.L.		CIP: 100131675958 / REF: 5050-02	LA ADHERENCIA ES ADECUADA, TAMAÑO ADECUADO DE 50*50, EL GEL CONDUCTOR PRESENTA MENOR ADHERENCIA AL ELECTRODO, Y ES DE CAPA MÁS FINA, LO QUE PUEDE SUPONER MENOR DURABILIDAD. EL TEJIDO DE SOPORTE DEL GEL CONDUCTOR ES MÁS FIRME, DE MODO QUE MUESTRA MENOS EL CABLE DE CONEXIÓN, LO QUE IMPICA MENOR POSIBILIDAD DE ROTURA Y POR ELLO MAYOR DURABILIDAD EN CUANTO A ESTE ASPECTO	13	21%	0,3571	0,432091	10,73%	39,29	36,404369	22,62	74,91	
15	SU.PC.SANI.01.19.03.103000	B51447	ELECTRODO ADHESIVO PARA ESTIMULADOR C/ CABLE-Longitud:[30-60];Ancho:[30-60];		18.562	21%	0,4	0,484	AB MEDICA GROUP, S.A.		CIP: 100126726069 / REF: 87.120.02A	LA ADHERENCIA ES ADECUADA, TAMAÑO ADECUADO DE 50*50, EL GEL CONDUCTOR PRESENTA MENOR ADHERENCIA AL ELECTRODO, Y ES DE CAPA MÁS FINA, LO QUE PUEDE SUPONER MENOR DURABILIDAD. EL TEJIDO DE SOPORTE DEL GEL CONDUCTOR ES MENOS FIRME, DE MODO QUE MUESTRA MÁS SUPERFICIALMENTE EL CABLE DE CONEXIÓN, LO QUE IMPICA MAYOR POSIBILIDAD DE ROTURA Y POR ELLO MENOR DURABILIDAD	7	21%	0,3	0,363	25,00%	45,00	23,333333	14,50	66,50	
15	SU.PC.SANI.01.19.03.103000	B51447	ELECTRODO ADHESIVO PARA ESTIMULADOR C/ CABLE-Longitud:[30-60];Ancho:[30-60];		18.562	21%	0,4	0,484	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.		CIP: 100079419616 / REF: 4848/TC4848	LA ADHERENCIA ES ADECUADA , TAMAÑO ADECUADO DE 48*48, EL GEL CONDUCTOR PRESENTA MUY BUENA ADHERENCIA AL ELECTRODO, LO QUE FAVORECE LA MAYOR DURABILIDAD Y MEJOR CONDUCCIÓN. EL TEJIDO DE SOPORTE DEL GEL CONDUCTOR ES MÁS FIRME, DE MODO QUE MUESTRA MENOS EL CABLE DE CONEXIÓN, LO QUE IMPICA MENOR POSIBILIDAD DE ROTURA Y POR ELLO MAYOR DURABILIDAD	20	10%	0,35508	0,390588	11,23%	39,49	56,325335	35,00	94,49	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.
15	SU.PC.SANI.01.19.03.103000	B51447	ELECTRODO ADHESIVO PARA ESTIMULADOR C/ CABLE-Longitud:[30-60];Ancho:[30-60];		18.562	21%	0,4	0,484	CASTRO Y CERDAN MEDICAL, S.L.		CIP:100126767972 / REF: ELTATL5050-01	LA ADHERENCIA ES ADECUADA, TAMAÑO ADECUADO DE 50*50, EL GEL CONDUCTOR PRESENTA MENOR ADHERENCIA AL ELECTRODO, Y ES DE CAPA MÁS FINA, LO QUE PUEDE SUPONER MENOR DURABILIDAD. EL TEJIDO DE SOPORTE DEL GEL CONDUCTOR ES MÁS FIRME, DE MODO QUE MUESTRA MENOS EL CABLE DE CONEXIÓN, LO QUE IMPICA MENOR POSIBILIDAD DE ROTURA Y POR ELLO MAYOR DURABILIDAD EN CUANTO A ESTE ASPECTO	13	21%	0,363636364	0,44	9,09%	35,00	35,75	22,21	70,21	
15	SU.PC.SANI.01.19.03.103000	B51447	ELECTRODO ADHESIVO PARA ESTIMULADOR C/ CABLE-Longitud:[30-60];Ancho:[30-60];		18.562	21%	0,4	0,484	PRIM, S.A		CIP: 100033120156 / REF: 507675	LA ADHERENCIA ES ADECUADA , TAMAÑO ADECUADO DE 48*48, EL GEL CONDUCTOR PRESENTA MUY BUENA ADHERENCIA AL ELECTRODO, LO QUE FAVORECE LA MAYOR DURABILIDAD Y MEJOR CONDUCCIÓN. EL TEJIDO DE SOPORTE DEL GEL CONDUCTOR ES MÁS FIRME, DE MODO QUE MUESTRA MENOS EL CABLE DE CONEXIÓN, LO QUE IMPICA MENOR POSIBILIDAD DE ROTURA Y POR ELLO MAYOR DURABILIDAD	20	21%	0,39	0,4719	2,50%	10,50	51,282051	31,87	62,37	
15	SU.PC.SANI.01.19.03.103000	B51447	ELECTRODO ADHESIVO PARA ESTIMULADOR C/ CABLE-Longitud:[30-60];Ancho:[30-60];		18.562	21%	0,4	0,484	SANROSAN, S.A.		CIP: 100022123175 / REF: 3647	LA ADHERENCIA ES ADECUADA , TAMAÑO ADECUADO DE 50*50, EL GEL CONDUCTOR PRESENTA MUY BUENA ADHERENCIA AL ELECTRODO, LO QUE FAVORECE LA MAYOR DURABILIDAD Y MEJOR CONDUCCIÓN. EL TEJIDO DE SOPORTE DEL GEL CONDUCTOR ES MENOS FIRME, DE MODO QUE MUESTRA MÁS SUPERFICIALMENTE EL CABLE DE CONEXIÓN, LO QUE IMPICA MAYOR POSIBILIDAD DE ROTURA Y POR ELLO MENOR DURABILIDAD. EL CABLE CONECTOR ES MÁS DELGADO Y POR ELLO MÁS FACILMENTE ROMPIBLE, Y POR ELLO DE MENOR DURABILIDAD	7	21%	0,37	0,4477	7,50%	28,00	18,918919	11,76	46,76	
15	SU.PC.SANI.01.19.03.103000	B51447	ELECTRODO ADHESIVO PARA ESTIMULADOR C/ CABLE-Longitud:[30-60];Ancho:[30-60];		18.562	21%	0,4	0,484	CAHNOS, S.L.		CIP: 000000000000 / REF: ELTATL 5050-02	NO DISPONE DE CIP, SIENDO ÈSTE OBLIGATORIO, LUEGO NO CUMPLE	0	21%	EXCLUIDO POR NO SUPERAR UMBRAL MÍNIMO						-	
15	SU.PC.SANI.01.19.03.103000	B51447	ELECTRODO ADHESIVO PARA ESTIMULADOR C/ CABLE-Longitud:[30-60];Ancho:[30-60];		18.562	21%	0,4	0,484	IHT MEDICAL, S.A.		CIP: 100009302665 / REF: 0105308 (PG470W)	TAMAÑO DE 35*45, LO QUE RESULTA PEQUEÑO PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	5	21%	EXCLUIDO POR NO SUPERAR UMBRAL MÍNIMO						-	
15	SU.PC.SANI.01.19.03.103000	B51447	ELECTRODO ADHESIVO PARA ESTIMULADOR C/ CABLE-Longitud:[30-60];Ancho:[30-60];		18.562	21%	0,4	0,484	IHT MEDICAL, S.A.		CIP: 100022114881 / REF: 0105309 (PG471/50W)	LA ADHERENCIA ES ADECUADA , TAMAÑO ADECUADO DE 50*50, EL GEL CONDUCTOR PRESENTA MUY BUENA ADHERENCIA AL ELECTRODO, LO QUE FAVORECE LA MAYOR DURABILIDAD Y MEJOR CONDUCCIÓN. EL TEJIDO DE SOPORTE DEL GEL CONDUCTOR ES MENOS FIRME, DE MODO QUE MUESTRA MÁS SUPERFICIALMENTE EL CABLE DE CONEXIÓN, LO QUE IMPICA MAYOR POSIBILIDAD DE ROTURA Y POR ELLO MENOR DURABILIDAD. EL CABLE CONECTOR ES MÁS DELGADO Y POR ELLO MÁS FACILMENTE ROMPIBLE, Y POR ELLO DE MENOR DURABILIDAD	7	21%	0,358	0,43318	10,50%	39,20	19,553073	12,15	58,35	

Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERISTICAS TÉCNICAS	Unidades (2	%iva	Precio Unitario sin IVA	Precio unitario con IVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos	IVA	Of. Económica S/IVA	Of. Económica C/IVA	% bajada	Puntuación Económica	Grado eficiencia	Puntuación grado de eficiencia	PUNTUACION TOTAL	ADJUDICATARIO
16	SU.PC.SANI.01.19.03.103000	C28741	ELECTRODO ADHESIVO PARA ESTIMULADOR C/ CABLE-Longitud:[90-120];Ancho:[30-60];		13.052	21%	0,49	0,5929	ENDOOK EUROPA, S.L.		CIP: 100131675756 / REF: 5090-02	LA ADHERENCIA ES ADECUADA, TAMAÑO ADECUADO DE 50*90, EL GEL CONDUCTOR PRESENTA MENOR ADHERENCIA AL ELECTRODO, Y ES DE CAPA MÁS FINA, LO QUE PUEDE SUPONER MENOR DURABILIDAD. EL TEJIDO DE SOPORTE DEL GEL CONDUCTOR ES MÁS FIRME, DE MODO QUE MUESTRA MENOS EL CABLE DE CONEXIÓN, LO QUE IMPICA MENOR POSIBILIDAD DE ROTURA Y POR ELLO MAYOR DURABILIDAD EN CUANTO A ESTE ASPECTO	13	21%	0,45	0,5445	8,16%	31,50	28,888889	21,69	66,19	
16	SU.PC.SANI.01.19.03.103000	C28741	ELECTRODO ADHESIVO PARA ESTIMULADOR C/ CABLE-Longitud:[90-120];Ancho:[30-60];		13.052	21%	0,49	0,5929	AB MEDICA GROUP, S.A.		CIP: 100126709895 / REF: 87.120.31A	LA ADHERENCIA ES ADECUADA, TAMAÑO ADECUADO DE 50*100, EL GEL CONDUCTOR PRESENTA MENOR ADHERENCIA AL ELECTRODO, Y ES DE CAPA MÁS FINA, LO QUE PUEDE SUPONER MENOR DURABILIDAD. EL TEJIDO DE SOPORTE DEL GEL CONDUCTOR ES MENOS FIRME, DE MODO QUE MUESTRA MÁS SUPERFICIALMENTE EL CABLE DE CONEXIÓN, LO QUE IMPICA MAYOR POSIBILIDAD DE ROTURA Y POR ELLO MENOR DURABILIDAD	7	21%	0,34	0,4114	30,61%	45,00	20,588235	15,46	67,46	
16	SU.PC.SANI.01.19.03.103000	C28741	ELECTRODO ADHESIVO PARA ESTIMULADOR C/ CABLE-Longitud:[90-120];Ancho:[30-60];		13.052	21%	0,49	0,5929	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.		CIP: 100079419414 / REF: 5090/T5090	LA ADHERENCIA ES ADECUADA , TAMAÑO ADECUADO DE 50*90, EL GEL CONDUCTOR PRESENTA MUY BUENA ADHERENCIA AL ELECTRODO, LO QUE FAVORECE LA MAYOR DURABILIDAD Y MEJOR CONDUCCIÓN. EL TEJIDO DE SOPORTE DEL GEL CONDUCTOR ES MÁS FIRME, DE MODO QUE MUESTRA MENOS EL CABLE DE CONEXIÓN, LO QUE IMPICA MENOR POSIBILIDAD DE ROTURA Y POR ELLO MAYOR DURABILIDAD	20	10%	0,429	0,4719	12,45%	39,07	46,620047	35,00	94,07	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.
16	SU.PC.SANI.01.19.03.103000	C28741	ELECTRODO ADHESIVO PARA ESTIMULADOR C/ CABLE-Longitud:[90-120];Ancho:[30-60];		13.052	21%	0,49	0,5929	CASTRO Y CERDAN MEDICAL, S.L.		CIP:100126768184 / REF: ELTATL5090-01	LA ADHERENCIA ES ADECUADA, TAMAÑO ADECUADO DE 50*90, EL GEL CONDUCTOR PRESENTA MENOR ADHERENCIA AL ELECTRODO, Y ES DE CAPA MÁS FINA, LO QUE PUEDE SUPONER MENOR DURABILIDAD. EL TEJIDO DE SOPORTE DEL GEL CONDUCTOR ES MÁS FIRME, DE MODO QUE MUESTRA MENOS EL CABLE DE CONEXIÓN, LO QUE IMPICA MENOR POSIBILIDAD DE ROTURA Y POR ELLO MAYOR DURABILIDAD EN CUANTO A ESTE ASPECTO	13	21%	0,438016529	0,53	10,61%	38,47	29,679245	22,28	73,75	
16	SU.PC.SANI.01.19.03.103000	C28741	ELECTRODO ADHESIVO PARA ESTIMULADOR C/ CABLE-Longitud:[90-120];Ancho:[30-60];		13.052	21%	0,49	0,5929	PRIM, S.A		CIP:100033119943 / REF: 507674	LA ADHERENCIA ES ADECUADA , TAMAÑO ADECUADO DE 48*48, EL GEL CONDUCTOR PRESENTA MUY BUENA ADHERENCIA AL ELECTRODO, LO QUE FAVORECE LA MAYOR DURABILIDAD Y MEJOR CONDUCCIÓN. EL TEJIDO DE SOPORTE DEL GEL CONDUCTOR ES MÁS FIRME, DE MODO QUE MUESTRA MENOS EL CABLE DE CONEXIÓN, LO QUE IMPICA MENOR POSIBILIDAD DE ROTURA Y POR ELLO MAYOR DURABILIDAD	20	21%	0,48	0,5808	2,04%	10,50	41,666667	31,28	61,78	
16	SU.PC.SANI.01.19.03.103000	C28741	ELECTRODO ADHESIVO PARA ESTIMULADOR C/ CABLE-Longitud:[90-120];Ancho:[30-60];		13.052	21%	0,49	0,5929	SANROSAN, S.A.		CIP:100022123276 / REF: 3648	LA ADHERENCIA ES ADECUADA , TAMAÑO ADECUADO DE 45*80, EL GEL CONDUCTOR PRESENTA MUY BUENA ADHERENCIA AL ELECTRODO, LO QUE FAVORECE LA MAYOR DURABILIDAD Y MEJOR CONDUCCIÓN. EL TEJIDO DE SOPORTE DEL GEL CONDUCTOR ES MENOS FIRME, DE MODO QUE MUESTRA MÁS SUPERFICIALMENTE EL CABLE DE CONEXIÓN, LO QUE IMPICA MAYOR POSIBILIDAD DE ROTURA Y POR ELLO MENOR DURABILIDAD. EL CABLE CONECTOR ES MÁS DELGADO Y POR ELLO MÁS FACILMENTE ROMPIBLE, Y POR ELLO DE MENOR DURABILIDAD	7	21%	0,44	0,5324	10,20%	38,33	15,909091	11,94	57,28	
16	SU.PC.SANI.01.19.03.103000	C28741	ELECTRODO ADHESIVO PARA ESTIMULADOR C/ CABLE-Longitud:[90-120];Ancho:[30-60];		13.052	21%	0,49	0,5929	CAHNOS, S.L.		CIP:000000000000 / REF: PG471/50W	NO DISPONE DE CIP, SIENDO ÉSTE OBLIGATORIO, LUEGO NO CUMPLE	0	21%	EXCLUIDO POR NO SUPERAR UMBRAL MÍNIMO						-	
17	SU.PC.SANI.01.19.03.200000	E92096	CATETER BLOQUEO GANGLIO ESFENOPALATINO (GEP)-Diámetro de la cánula externa:[5-5];Longitud de la cánula externa:[85-85];		40	21%	153	185,13	SIN OFERTAS					21%			100,00%		#¡DIV/0!		0,00	DESIERTO
18	SU.PC.SANI.01.19.05.000004		EQ. ANESTESIA EPIDURAL 1 AG. PUNTA BISEL ROMO	DIÁMETRO DEL CATÉTER DE APROXIMADAMENTE 3. CON FILTRO PLANO. DIÁMETRO DE LA AGUJA 18 G. MÍNIMO 3 ORIFICIOS LATERALES. CATÉTER FLEXIBLE Y RESISTENTE A ACODADURAS LONGITUD APROXIMADA DE LA AGUJA ENTRE 90 Y 100 MM	150	21%	7,75	9,3775	MBA INCORPORADO, S.L.		CIP: 100124477042 / REF: EK18095TU	LA OFERTA ES MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	20	21%	5,776859504	6,99	25,46%	45,00	3,462089	35,00	100,00	MBA INCORPORADO, S.L.
19	SU.PC.SANI.01.19.05.000004		EQ. ANESTESIA EPIDURAL 1 AG. PUNTA BISEL ROMO	DIÁMETRO DEL CATÉTER DE APROXIMADAMENTE 3. CON FILTRO PLANO. DIÁMETRO DE LA AGUJA 18 G. MÍNIMO 3 ORIFICIOS LATERALES. CATÉTER FLEXIBLE Y RESISTENTE A ACODADURAS. LONGITUD APROXIMADA DE LA AGUJA DE 80 MM	16.280	21%	7,2	8,712	MBA INCORPORADO, S.L.		CIP: 100126702229/ REF: EK18808TU	EL BISEL DE LA AGUJA ES DE TUOHY, LO QUE PERMITE QUE AL INTRODUCIR EL CATÉTER, ESTE AVANCE CON INCLINACIÓN HACIA ARRIBA, AUNQUE MUCHO MENOS PRONUNCIADA QUE EL DE OTRA OFERTA, LO QUE SUPONE MAYOR RIESGO DE PUNCIÓN DURAL. EL CONECTOR DISPONE DE SISTEMA DE ROSCA, LO QUE COMPLICA EL EJERCER LA PRESIÓN PRECISA PARA QUE NO SE DESPLACE NI SE OBSTRUYA EL CATÉTER, POR LO QUE HAY MAYOR POSIBILIDAD DE QUE ELLO OCURRA. LA JERINGA DE PÉRDIDA DE RESISTENCIA NO ESTÁ MARCADA DE FORMA ELÍPTICA, LO CUAL ES MENOS APROPIADO PARA EL USO ADECUADO DE LA TÉCNICA EPIDURAL. LA CÁMARA DE LA AGUJA ES TRANSPARENTE, LO QUE PERMITE LA VISUALIZACIÓN DEL CATÉTER, AUNQUE ES DE MAYOR TAMAÑO Y POR TANTO MÁS PESADA. LA AGUJA ESTÁ CENTRIMETRADA DE FORMA COMPLETA, LO QUE PERMITE CONOCER LA DISTANCIA DEL ESPACIO EPIDURAL, CUANDO SE ENCUENTRA A MENOS DE 3 CM	5	21%	EXCLUIDO POR NO SUPERAR UMBRAL MÍNIMO						-	
19	SU.PC.SANI.01.19.05.000004		EQ. ANESTESIA EPIDURAL 1 AG. PUNTA BISEL ROMO	DIÁMETRO DEL CATÉTER DE APROXIMADAMENTE 3. CON FILTRO PLANO. DIÁMETRO DE LA AGUJA 18 G. MÍNIMO 3 ORIFICIOS LATERALES. CATÉTER FLEXIBLE Y RESISTENTE A ACODADURAS. LONGITUD APROXIMADA DE LA AGUJA DE 80 MM	16.280	21%	7,2	8,712	SMITHS MEDICAL ESPAÑA, S.R.L.		CIP: 100095187689 / REF: 100/391/118CZ	EL BISEL DE LA AGUJA ES DE TUOHY, LO QUE PERMITE QUE AL INTRODUCIR EL CATÉTER, ESTE AVANCE CON INCLINACIÓN PRONUNCIADA HACIA ARRIBA, LO QUE MINIMIZA EL RIESGO DE PUNCIÓN DURAL. EL CONECTOR DISPONE DE SISTEMA DE CLICK, LO QUE PERMITE EJERCER LA PRESIÓN PRECISA PARA QUE NO SE DESPLACE NI SE OBSTRUYA EL CATÉTER. LA JERINGA DE PÉRDIDA DE RESISTENCIA NO ESTÁ MARCADA DE FORMA ELÍPTICA, LO CUAL ES MENOS APROPIADO PARA EL USO ADECUADO DE LA TÉCNICA EPIDURAL. LAS ALETAS DE LA AGUJA SE PRESENTAN DESMONTADAS, POR LO QUE HAY QUE MANIPULARLAS PARA MONTARLAS. LA CÁMARA DE LA AGUJA ES OPACA, LO QUE DIFICULTA LA VISUALIZACIÓN EL CATÉTER. LA AGUJA NO ESTÁ CENTRIMETRADA DE FORMA COMPLETA, LO QUE DIFICULTA CONOCER LA DISTANCIA DEL ESPACIO EPIDURAL, CUANDO SE ENCUENTRA A MENOS DE 3 CM	5	21%	EXCLUIDO POR NO SUPERAR UMBRAL MÍNIMO						-	
19	SU.PC.SANI.01.19.05.000004		EQ. ANESTESIA EPIDURAL 1 AG. PUNTA BISEL ROMO	DIÁMETRO DEL CATÉTER DE APROXIMADAMENTE 3. CON FILTRO PLANO. DIÁMETRO DE LA AGUJA 18 G. MÍNIMO 3 ORIFICIOS LATERALES. CATÉTER FLEXIBLE Y RESISTENTE A ACODADURAS. LONGITUD APROXIMADA DE LA AGUJA DE 80 MM	16.280	21%	7,2	8,712	B. BRAUN MEDICAL, S..A.		CIP: 100004337118 / REF: 4514017	EL BISEL DE LA AGUJA ES DE TUOHY, LO QUE PERMITE QUE AL INTRODUCIR EL CATÉTER, ESTE AVANCE CON INCLINACIÓN PRONUNCIADA HACIA ARRIBA, LO QUE MINIMIZA EL RIESGO DE PUNCIÓN DURAL. EL CONECTOR DISPONE DE SISTEMA DE CLICK, LO QUE PERMITE EJERCER LA PRESIÓN PRECISA PARA QUE NO SE DESPLACE NI SE OBSTRUYA EL CATÉTER. LA JERINGA DE PÉRDIDA DE RESISTENCIA ESTÁ MARCADA DE FORMA ELÍPTICA, LO CUAL FACILITA LA TÉCNICA EPIDURAL. LA CÁMARA DE LA AGUJA ES TRANSPARENTE, LO QUE PERMITE LA VISUALIZACIÓN DEL CATÉTER. LA AGUJA ESTÁ CENTRIMETRADA DE FORMA COMPLETA, LO QUE PERMITE CONOCER LA DISTANCIA DEL ESPACIO EPIDURAL, CUANDO SE ENCUENTRA A MENOS DE 3 CM	20	21%	7,1	8,591	1,39%	7,00	2,816901	35,00	62,00	B. BRAUN MEDICAL, S..A.
20	SU.PC.SANI.01.19.05.000006		EQ. ANESTESIA EPIDURAL 1 AG. PUNTA BISEL ROMO	DIÁMETRO DEL CATÉTER DE APROXIMADAMENTE 3. CON FILTRO PLANO. DIÁMETRO DE LA AGUJA 18 G. MÍNIMO 3 ORIFICIOS LATERALES. CATÉTER FLEXIBLE Y RESISTENTE A ACODADURAS. LONGITUD APROXIMADA DE LA AGUJA DE 50 MM Y MARCADA CADA 5 MM	120	21%	36	43,56	SMITHS MEDICAL ESPAÑA, S.R.L.		CIP: 100095187982 / REF: 100/391/019CZ	EL BISEL DE LA AGUJA ES DE TUOHY, LO QUE PERMITE QUE AL INTRODUCIR EL CATÉTER, ESTE AVANCE CON INCLINACIÓN PRONUNCIADA HACIA ARRIBA, LO QUE MINIMIZA EL RIESGO DE PUNCIÓN DURAL. EL CONECTOR DISPONE DE SISTEMA DE CLICK, LO QUE PERMITE EJERCER LA PRESIÓN PRECISA PARA QUE NO SE DESPLACE NI SE OBSTRUYA EL CATÉTER. LA JERINGA DE PÉRDIDA DE RESISTENCIA NO ESTÁ MARCADA DE FORMA ELÍPTICA, LO CUAL ES MENOS APROPIADO PARA EL USO ADECUADO DE LA TÉCNICA EPIDURAL. LAS ALETAS DE LA AGUJA SE PRESENTAN DESMONTADAS, POR LO QUE HAY QUE MANIPULARLAS PARA MONTARLAS. LA CÁMARA DE LA AGUJA ES TRANSPARENTE, LO QUE PERMITE LA VISUALIZACIÓN EL CATÉTER. LA AGUJA ESTÁ CENTRIMETRADA DE FORMA COMPLETA, LO QUE PERMITE CONOCER LA DISTANCIA DEL ESPACIO EPIDURAL. NO DISPONE DE JERINGA DE 2 ML PARA ASPIRAR Y CONFIRMAR LA PRESIÓN NEGATIVA Y POR TANTO QUE NOS ENCONTRAMOS EN EL ESPACIO EPIDURAL	7	21%	24,27	29,3667	32,58%	45,00	0,288422	17,92	69,92	SMITHS MEDICAL ESPAÑA, S.R.L.

Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERISTICAS TÉCNICAS	Unidades (2	%iva	Precio Unitario sin IVA	Precio unitario con IVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos	IVA	Of. Económica S/IVA	Of. Económica C/IVA	% bajada	Puntuación Económica	Grado eficiencia	Puntuación grado de eficiencia	PUNTUACION TOTAL	ADJUDICATARIO
20	SU.PC.SANI.01.19.05.000006		EQ. ANESTESIA EPIDURAL 1 AG. PUNTA BISEL ROMO	DIÁMETRO DEL CATÉTER DE APROXIMADAMENTE 3. CON FILTRO PLANO. DIÁMETRO DE LA AGUJA 18 G. MÍNIMO 3 ORIFICIOS LATERALES. CATÉTER FLEXIBLE Y RESISTENTE A ACODADURAS. LONGITUD APROXIMADA DE LA AGUJA DE 50 MM Y MARCADA CADA 5 MM	120	21%	36	43,56	B. BRAUN MEDICAL, S..A.		CIP: 100014179526 / REF: 4512006C	EL BISEL DE LA AGUJA ES DE TUOHY, LO QUE PERMITE QUE AL INTRODUCIR EL CATÉTER, ESTE AVANCE CON INCLINACIÓN PRONUNCIADA HACIA ARRIBA, LO QUE MINIMIZA EL RIESGO DE PUNCIÓN DURAL. EL CONECTOR DISPONE DE SISTEMA DE CLICK, LO QUE PERMITE EJERCER LA PRESIÓN PRECISA PARA QUE NO SE DESPLACE NI SE OBSTRUYA EL CATÉTER. LA JERINGA DE PÉRDIDA DE RESISTENCIA ESTÁ MARCADA DE FORMA ELÍPTICA, LO CUAL FACILITA LA TÉCNICA EPIDURAL. LA CÁMARA DE LA AGUJA ES TRANSPARENTE, LO QUE PERMITE LA VISUALIZACIÓN DEL CATÉTER. LA AGUJA ESTÁ CENTRIMETRADA DE FORMA COMPLETA, LO QUE PERMITE CONOCER LA DISTANCIA DEL ESPACIO EPIDURAL. DISPONE DE JERINGA DE 2 ML PARA ASPIRAR Y CONFIRMAR LA PRESIÓN NEGATIVA Y POR TANTO QUE NOS ENCONTRAMOS EN EL ESPACIO EPIDURAL	20	21%	35,5	42,955	1,39%	7,00	0,56338	35,00	62,00	
20	SU.PC.SANI.01.19.05.000006		EQ. ANESTESIA EPIDURAL 1 AG. PUNTA BISEL ROMO	DIÁMETRO DEL CATÉTER DE APROXIMADAMENTE 3. CON FILTRO PLANO. DIÁMETRO DE LA AGUJA 18 G. MÍNIMO 3 ORIFICIOS LATERALES. CATÉTER FLEXIBLE Y RESISTENTE A ACODADURAS. LONGITUD APROXIMADA DE LA AGUJA DE 50 MM Y MARCADA CADA 5 MM	120	21%	36	43,56	VYGON, S.A.U.		CIP: 100015532391 / REF: 188.47	EL BISEL DE LA AGUJA ES DE TUOHY, LO QUE PERMITE QUE AL INTRODUCIR EL CATÉTER, ESTE AVANCE CON INCLINACIÓN PRONUNCIADA HACIA ARRIBA, LO QUE MINIMIZA EL RIESGO DE PUNCIÓN DURAL. EL CONECTOR DISPONE DE SISTEMA DE CLICK, LO QUE PERMITE EJERCER LA PRESIÓN PRECISA PARA QUE NO SE DESPLACE NI SE OBSTRUYA EL CATÉTER. LA JERINGA DE PÉRDIDA DE RESISTENCIA NO ESTÁ MARCADA DE FORMA ELÍPTICA, LO CUAL ES MENOS APROPIADO PARA EL USO ADECUADO DE LA TÉCNICA EPIDURAL. LAS ALETAS DE LA AGUJA SE PRESENTAN DESMONTADAS, POR LO QUE HAY QUE MANIPULARLAS PARA MONTARLAS. LA CÁMARA DE LA AGUJA ES TRANSPARENTE, LO QUE FACILITA LA VISUALIZACIÓN DEL CATÉTER. LA AGUJA ESTÁ CENTRIMETRADA DE FORMA COMPLETA, LO QUE PERMITE CONOCER LA DISTANCIA DEL ESPACIO EPIDURAL. NO DISPONE DE JERINGA DE 2 ML PARA ASPIRAR Y CONFIRMAR LA PRESIÓN NEGATIVA Y POR TANTO QUE NOS ENCONTRAMOS EN EL ESPACIO EPIDURAL	7	21%	26	31,46	27,78%	43,53	0,269231	16,73	67,25	
21	SU.PC.SANI.01.19.05.400000	B43706	SISTEMA FIJACION CATETER EPIDURAL - GC	Con ventana central para facilitar la inspección del punto de punción y con adhesivo en la parte posterior para asegurar su fijación en la piel. Medidas aproximada de 60x50 mm	2.480	21%	1,32	1,5972	ENDOOK EUROPA, S.L.		CIP: 100131676160 / REF: 812006	NO SE TRATA DE UN SISTEMA DE FIJACIÓN DE UN CATÉTER EPIDURAL, SINO PARA LA FIJACIÓN DE UN CATÉTER VENOSO, LUEGO NO CUMPLE PPT	0	21%	EXCLUIDO POR NO SUPERAR UMBRAL MÍNIMO						-	
21	SU.PC.SANI.01.19.05.400000	B43706	SISTEMA FIJACION CATETER EPIDURAL - GC	Con ventana central para facilitar la inspección del punto de punción y con adhesivo en la parte posterior para asegurar su fijación en la piel. Medidas aproximada de 60x50 mm	2.480	21%	1,32	1,5972	SMITHS MEDICAL ESPAÑA, S.R.L.		CIP: 100011965562 / REF: 100/399/218	SISTEMA MUY ADECUADO AL DISPONER DE UN SISTEMA DE CLICK QUE CONFIERE SEGURIDAD DE FIJADO. ADECUADO ALMOHADILLADO PARA LA COMODIDAD DEL PACIENTE	20	21%	1,32	1,5972	0,00%	0,00	15,151515	35,00	55,00	SMITHS MEDICAL ESPAÑA, S.R.L.
21	SU.PC.SANI.01.19.05.400000	B43706	SISTEMA FIJACION CATETER EPIDURAL - GC	Con ventana central para facilitar la inspección del punto de punción y con adhesivo en la parte posterior para asegurar su fijación en la piel. Medidas aproximada de 60x50 mm	2.480	21%	1,32	1,5972	B. BRAUN MEDICAL, S..A.		CIP: 100071073119 / REF: 4511200	SISTEMA MENOS ADECUADO AL NO DISPONER DE UN SISTEMA DE CLICK QUE CONFIERA SEGURIDAD DE FIJADO. ADECUADO ALMOHADILLADO PARA LA COMODIDAD DEL PACIENTE	13	21%	1,3	1,573	1,52%	7,00	10	23,10	43,10	
22	SU.PC.SANI.01.19.05.700000	F18055	PRODUCTOS PARA CRIOANESTESIA LOCAL-GC	SOLUCIÓN PARA PULVERIZACIÓN	3.090	21%	3,4	4,114	SIN OFERTAS					21%			100,00%		#¡DIV/0!		0,00	DESIERTO