INFORME TÉCNICO
PLS: CÓRDOBA
OBJETC Material Específico Urología (01.18)
Nº de EXPEDIENTE: 786/2019 (PAAM 44/19)

Agr	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS	Unidades (1 AÑO)	%iva	Precio Unitario sin IVA	Precio unitario con IVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
1	1	SU.PC.SANI.01.18.00.005000	B58610	CAT. URETERAL RECTO P.CILINDRICA-DIAMETRO DEL CATETER:[4-4];LONGITUD DEL CATETER:[40-80];Nº Orific. Laterales:[0-0];Período de permanencia:< 1 mes;		140	10%	11,5	12,65	COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS S.A.		CIP-100001703910-REF.ACP304	ES UN CATÉTER NO HIDROFÍLICO DE MENOR FACILIDAD DE MANEJO AL LLEVAR GUÍA INCORPORADA DE ESCASA CONSISTENCIA QUE LE APORTA POCA RIGIDEZ PARA NAVEGAR Y ACCEDER AL URETER FRENTE A OBSTRUCCIONES. ES UN CATÉTER RADIOPACO, POR LO CUAL PERMITE SU VISUALIZACIÓN POR RAYOS EN EL PROCESO DE COLOCACIÓN LONGITUD DE 70 CM QUE SE CONSIDERA MUY APROPIADA. PERO AL DISPONER DE DOS ORIFICIOS LATERALES NO CUMPLE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DADO QUE SE SOLICITA SIN ORIFICIOS LATERALES	-
1	1	SU.PC.SANI.01.18.00.005000	B58610	CAT. URETERAL RECTO P.CILINDRICA-DIAMETRO DEL CATETER:[4-4];LONGITUD DEL CATETER:[40-80];Nº Orific. Laterales:[0-0];Período de permanencia:< 1 mes;		140	10%	11,5	12,65	COOK ESPAÑA, S.A.		CIP-100011404607-REF.020014	ES UN CATÉTER NO HIDROFÍLICO DE MENOR FACILIDAD DE MANEJO AL NO LLEVAR GUÍA INCORPORADA QUE LE APORTE RIGIDEZ PARA NAVEGAR Y ACCESO A URETER DE ALTA SUAVIDAD, QUE PUEDE SUPONER QUE SE ACODE AL NO DISPONER DE GUÍA. ADEMÁS DISPONE DE POCA CONSISTENCIA PARA EL ASCENSO EN EL URETER FRENTE A OBSTRUCCIONES. ADEMÁS ES UN CATÉTER RADIOPACO, POR LO CUAL PERMITE SU VISUALIZACIÓN POR RAYOS EN EL PROCESO DE COLOCACIÓN LONGITUD DE 70 CM QUE SE CONSIDERA MUY APROPIADA	7
1	1	SU.PC.SANI.01.18.00.005000	B58610	CAT. URETERAL RECTO P.CILINDRICA-DIAMETRO DEL CATETER:[4-4];LONGITUD DEL CATETER:[40-80];Nº Orific. Laterales:[0-0];Período de permanencia:< 1 mes;		140	10%	11,5	12,65	IZASA HOSPITAL, S.L.U.		CIP-100133885173-REF.107UK-500470	ES UN CATÉTER NO HIDROFÍLICO DE MENOR FACILIDAD DE MANEJO AL LLEVAR GUÍA INCORPORADA DE ESCASA CONSISTENCIA QUE LE APORTA POCA RIGIDEZ PARA NAVEGAR Y ACCEDER AL URETER FRENTE A OBSTRUCCIONES. ES UN CATÉTER RADIOPACO, POR LO CUAL PERMITE SU VISUALIZACIÓN POR RAYOS EN EL PROCESO DE COLOCACIÓN LONGITUD DE 70 CM QUE SE CONSIDERA MUY APROPIADA. PERO AL DISPONER DE DOS ORIFICIOS LATERALES NO CUMPLE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DADO QUE SE SOLICITA SIN ORIFICIOS LATERALES	-
1	1	SU.PC.SANI.01.18.00.005000	B58610	CAT. URETERAL RECTO P.CILINDRICA-DIAMETRO DEL CATETER:[4-4];LONGITUD DEL CATETER:[40-80];Nº Orific. Laterales:[0-0];Período de permanencia:< 1 mes;		140	10%	11,5	12,65	GRIFOLS MOVACO, S.A.		CIP-100001702607-REF.3331-1120	ES UN CATÉTER NO HIDROFÍLICO DE ADECUADA FACILIDAD DE MANEJO Y ACCESO A URETER DE MENOR SUAVIDAD QUE LA OFERTA DE BOSTON. LLEVA GUÍA INCORPORADA QUE LE APORTA RIGIDEZ ADECUADA PARA NAVEGAR. ADEMÁS DISPONE DE ADECUADA CONSISTENCIA PARA EL ASCENSO EN EL URTER FRENTE A OBSTRUCCIONES. ADEMÁS ES UN CATÉTER RADIOPACO, POR LO CUAL PERMITE SU VISUALIZACIÓN POR RAYOS EN EL PROCESO DE COLOCACIÓN. LONGITUD DE 70 CM QUE SE CONSIDERA MUY APROPIADA	13
1	1	SU.PC.SANI.01.18.00.005000	B58610	CAT. URETERAL RECTO P.CILINDRICA-DIAMETRO DEL CATETER:[4-4];LONGITUD DEL CATETER:[40-80];Nº Orific. Laterales:[0-0];Período de permanencia:< 1 mes;		140	10%	11,5	12,65	TELEFLEX MEDICAL, S.A.U.		CIP-100003168908-REF.264710-000040	ES UN CATÉTER NO HIDROFÍLICO DE MENOR FACILIDAD DE MANEJO AL LLEVAR GUÍA INCORPORADA DE ESCASA CONSISTENCIA QUE LE APORTA POCA RIGIDEZ PARA NAVEGAR Y ACCEDER AL URETER FRENTE A OBSTRUCCIONES. ADEMÁS ES UN CATÉTER NO RADIOPACO, POR LO CUAL NO PERMITE SU VISUALIZACIÓN POR RAYOS EN EL PROCESO DE COLOCACIÓN. LONGITUD DE 70 CM QUE SE CONSIDERA MUY APROPIADA	5

Agr	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS	Unidades (1 AÑO)	%iva	Precio Unitario sin IVA	Precio unitario con IVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
1	1	SU.PC.SANI.01.18.00.005000	B58610	CAT. URETERAL RECTO P.CILINDRICA-DIAMETRO DEL CATETER:[4-4];LONGITUD DEL CATETER:[40-80];Nº Orific. Laterales:[0-0];Período de permanencia:< 1 mes;		140	10%	11,5	12,65	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA,S.A.		CIP-100001708768-REF.400-200	ES UN CATÉTER HIDROFÍLICO DE GRAN FACILIDAD DE MANEJO Y ACCESO A URETER DE GRAN SUAVIDAD. LLEVA GUÍA INCORPORADA QUE LE APORTA RIGIDEZ ADECUADA PARA NAVEGAR. ADEMÁS DISPONE DE ADECUADA CONSISTENCIA PARA EL ASCENSO EN EL URETER FRENTE A OBSTRUCCIONES. ADEMÁS ES UN CATÉTER RADIOPACO, POR LO CUAL PERMITE SU VISUALIZACIÓN POR RAYOS EN EL PROCESO DE COLOCACIÓN. LONGITUD DE 70 CM QUE SE CONSIDERA MUY APROPIADA	20
1	2	SU.PC.SANI.01.18.00.005000	B60569	CAT. URETERAL RECTO P.CILINDRICA-DIAMETRO DEL CATETER:[5-5];LONGITUD DEL CATETER:[40-80];Nº Orific. Laterales:[0-0];Período de permanencia:< 1 mes;		308	10%	11,5	12,65	COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS S.A.		CIP-100001921316-REF.ACP205	ES UN CATÉTER NO HIDROFÍLICO DE MENOR FACILIDAD DE MANEJO AL LLEVAR GUÍA INCORPORADA DE ESCASA CONSISTENCIA QUE LE APORTA POCA RIGIDEZ PARA NAVEGAR Y ACCEDER AL URETER FRENTE A OBSTRUCCIONES. ES UN CATÉTER RADIOPACO, POR LO CUAL PERMITE SU VISUALIZACIÓN POR RAYOS EN EL PROCESO DE COLOCACIÓN LONGITUD DE 70 CM QUE SE CONSIDERA MUY APROPIADA. PERO AL DISPONER DE DOS ORIFICIOS LATERALES NO CUMPLE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DADO QUE SE SOLICITA SIN ORIFICIOS LATERALES	-
1	2	SU.PC.SANI.01.18.00.005000	B60569	CAT. URETERAL RECTO P.CILINDRICA-DIAMETRO DEL CATETER:[5-5];LONGITUD DEL CATETER:[40-80];Nº Orific. Laterales:[0-0];Período de permanencia:< 1 mes;		308	10%	11,5	12,65	COOK ESPAÑA, S.A.		CIP-100009267702-REF.020015	ES UN CATÉTER NO HIDROFÍLICO DE MENOR FACILIDAD DE MANEJO AL NO LLEVAR GUÍA INCORPORADA QUE LE APORTE RIGIDEZ PARA NAVEGAR Y ACCESO A URETER DE ALTA SUAVIDAD, QUE PUEDE SUPONER QUE SE ACODE AL NO DISPONER DE GUÍA. ADEMÁS DISPONE DE POCA CONSISTENCIA PARA EL ASCENSO EN EL URETER FRENTE A OBSTRUCCIONES. ADEMÁS ES UN CATÉTER RADIOPACO, POR LO CUAL PERMITE SU VISUALIZACIÓN POR RAYOS EN EL PROCESO DE COLOCACIÓN LONGITUD DE 70 CM QUE SE CONSIDERA MUY APROPIADA	7
1	2	SU.PC.SANI.01.18.00.005000	B60569	CAT. URETERAL RECTO P.CILINDRICA-DIAMETRO DEL CATETER:[5-5];LONGITUD DEL CATETER:[40-80];Nº Orific. Laterales:[0-0];Período de permanencia:< 1 mes;		308	10%	11,5	12,65	IZASA HOSPITAL, S.L.U.		CIP-100133885274-REF.107UK-500570	ES UN CATÉTER NO HIDROFÍLICO DE MENOR FACILIDAD DE MANEJO AL LLEVAR GUÍA INCORPORADA DE ESCASA CONSISTENCIA QUE LE APORTA POCA RIGIDEZ PARA NAVEGAR Y ACCEDER AL URETER FRENTE A OBSTRUCCIONES. ES UN CATÉTER RADIOPACO, POR LO CUAL PERMITE SU VISUALIZACIÓN POR RAYOS EN EL PROCESO DE COLOCACIÓN LONGITUD DE 70 CM QUE SE CONSIDERA MUY APROPIADA. PERO AL DISPONER DE DOS ORIFICIOS LATERALES NO CUMPLE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DADO QUE SE SOLICITA SIN ORIFICIOS LATERALES	-
1	2	SU.PC.SANI.01.18.00.005000	B60569	CAT. URETERAL RECTO P.CILINDRICA-DIAMETRO DEL CATETER:[5-5];LONGITUD DEL CATETER:[40-80];Nº Orific. Laterales:[0-0];Período de permanencia:< 1 mes;		308	10%	11,5	12,65	GRIFOLS MOVACO, S.A.		CIP-100001702001-REF.3331-2120	ES UN CATÉTER NO HIDROFÍLICO DE ADECUADA FACILIDAD DE MANEJO Y ACCESO A URETER DE MENOR SUAVIDAD QUE LA OFERTA DE BOSTON. LLEVA GUÍA INCORPORADA QUE LE APORTA RIGIDEZ ADECUADA PARA NAVEGAR. ADEMÁS DISPONE DE ADECUADA CONSISTENCIA PARA EL ASCENSO EN EL URTER FRENTE A OBSTRUCCIONES. ADEMÁS ES UN CATÉTER RADIOPACO, POR LO CUAL PERMITE SU VISUALIZACIÓN POR RAYOS EN EL PROCESO DE COLOCACIÓN. LONGITUD DE 70 CM QUE SE CONSIDERA MUY APROPIADA	13

Agr	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS	Unidades (1 AÑO)	%iva	Precio Unitario sin IVA	Precio unitario con IVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
1	2	SU.PC.SANI.01.18.00.005000	B60569	CAT. URETERAL RECTO P.CILINDRICA-DIAMETRO DEL CATETER:[5-5];LONGITUD DEL CATETER:[40-80];Nº Orific. Laterales:[0-0];Período de permanencia:< 1 mes;		308	10%	11,5	12,65	TELEFLEX MEDICAL, S.A.U.		CIP-100003169019-REF.264710-000050	ES UN CATÉTER NO HIDROFÍLICO DE MENOR FACILIDAD DE MANEJO AL LLEVAR GUÍA INCORPORADA DE ESCASA CONSISTENCIA QUE LE APORTA POCA RIGIDEZ PARA NAVEGAR Y ACCEDER AL URETER FRENTE A OBSTRUCCIONES. ADEMÁS ES UN CATÉTER NO RADIOPACO, POR LO CUAL NO PERMITE SU VISUALIZACIÓN POR RAYOS EN EL PROCESO DE COLOCACIÓN. LONGITUD DE 70 CM QUE SE CONSIDERA MUY APROPIADA	5
1	2	SU.PC.SANI.01.18.00.005000	B60569	CAT. URETERAL RECTO P.CILINDRICA-DIAMETRO DEL CATETER:[5-5];LONGITUD DEL CATETER:[40-80];Nº Orific. Laterales:[0-0];Período de permanencia:< 1 mes;		308	10%	11,5	12,65	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA,S.A.		CIP-100001925154-REF.400-201	ES UN CATÉTER HIDROFÍLICO DE GRAN FACILIDAD DE MANEJO Y ACCESO A URETER DE GRAN SUAVIDAD. LLEVA GUÍA INCORPORADA QUE LE APORTA RIGIDEZ ADECUADA PARA NAVEGAR. ADEMÁS DISPONE DE ADECUADA CONSISTENCIA PARA EL ASCENSO EN EL URETER FRENTE A OBSTRUCCIONES. ADEMÁS ES UN CATÉTER RADIOPACO, POR LO CUAL PERMITE SU VISUALIZACIÓN POR RAYOS EN EL PROCESO DE COLOCACIÓN. LONGITUD DE 70 CM QUE SE CONSIDERA MUY APROPIADA	20
1	3	SU.PC.SANI.01.18.00.005000	B73265	CAT. URETERAL RECTO P.CILINDRICA-DIAMETRO DEL CATETER:[6-6];LONGITUD DEL CATETER:[40-80];Nº Orific. Laterales:[0-0];Período de permanencia:< 1 mes;		96	10%	11,5	12,65	COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS S.A.		CIP-100001923235-REF.ACP206	ES UN CATÉTER NO HIDROFÍLICO DE MENOR FACILIDAD DE MANEJO AL LLEVAR GUÍA INCORPORADA DE ESCASA CONSISTENCIA QUE LE APORTA POCA RIGIDEZ PARA NAVEGAR Y ACCEDER AL URETER FRENTE A OBSTRUCCIONES. ES UN CATÉTER RADIOPACO, POR LO CUAL PERMITE SU VISUALIZACIÓN POR RAYOS EN EL PROCESO DE COLOCACIÓN LONGITUD DE 70 CM QUE SE CONSIDERA MUY APROPIADA. PERO AL DISPONER DE DOS ORIFICIOS LATERALES NO CUMPLE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DADO QUE SE SOLICITA SIN ORIFICIOS LATERALES	-
1	3	SU.PC.SANI.01.18.00.005000	B73265	CAT. URETERAL RECTO P.CILINDRICA-DIAMETRO DEL CATETER:[6-6];LONGITUD DEL CATETER:[40-80];Nº Orific. Laterales:[0-0];Período de permanencia:< 1 mes;		96	10%	11,5	12,65	COOK ESPAÑA, S.A.		CIP-100011397828-REF.020116	ES UN CATÉTER NO HIDROFÍLICO DE MENOR FACILIDAD DE MANEJO AL NO LLEVAR GUÍA INCORPORADA QUE LE APORTE RIGIDEZ PARA NAVEGAR Y ACCESO A URETER DE ALTA SUAVIDAD, QUE PUEDE SUPONER QUE SE ACODE AL NO DISPONER DE GUÍA. ADEMÁS DISPONE DE POCA CONSISTENCIA PARA EL ASCENSO EN EL URETER FRENTE A OBSTRUCCIONES. ADEMÁS ES UN CATÉTER RADIOPACO, POR LO CUAL PERMITE SU VISUALIZACIÓN POR RAYOS EN EL PROCESO DE COLOCACIÓN LONGITUD DE 70 CM QUE SE CONSIDERA MUY APROPIADA	7
1	3	SU.PC.SANI.01.18.00.005000	B73265	CAT. URETERAL RECTO P.CILINDRICA-DIAMETRO DEL CATETER:[6-6];LONGITUD DEL CATETER:[40-80];Nº Orific. Laterales:[0-0];Período de permanencia:< 1 mes;		96	10%	11,5	12,65	IZASA HOSPITAL, S.L.U.		CIP-100133885375-REF.107UK-500670	ES UN CATÉTER NO HIDROFÍLICO DE MENOR FACILIDAD DE MANEJO AL LLEVAR GUÍA INCORPORADA DE ESCASA CONSISTENCIA QUE LE APORTA POCA RIGIDEZ PARA NAVEGAR Y ACCEDER AL URETER FRENTE A OBSTRUCCIONES. ES UN CATÉTER RADIOPACO, POR LO CUAL PERMITE SU VISUALIZACIÓN POR RAYOS EN EL PROCESO DE COLOCACIÓN LONGITUD DE 70 CM QUE SE CONSIDERA MUY APROPIADA. PERO AL DISPONER DE DOS ORIFICIOS LATERALES NO CUMPLE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DADO QUE SE SOLICITA SIN ORIFICIOS LATERALES	-

Agr	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS	Unidades (1 AÑO)	%iva	Precio Unitario sin IVA	Precio unitario con IVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
1	3	SU.PC.SANI.01.18.00.005000	B73265	CAT. URETERAL RECTO P.CILINDRICA-DIAMETRO DEL CATETER:[6-6];LONGITUD DEL CATETER:[40-80];Nº Orific. Laterales:[0-0];Período de permanencia:< 1 mes;		96	10%	11,5	12,65	GRIFOLS MOVACO, S.A.		CIP-100001702304-REF.3331-3120	ES UN CATÉTER NO HIDROFÍLICO DE ADECUADA FACILIDAD DE MANEJO Y ACCESO A URETER DE MENOR SUAVIDAD QUE LA OFERTA DE BOSTON. LLEVA GUÍA INCORPORADA QUE LE APORTA RIGIDEZ ADECUADA PARA NAVEGAR. ADEMÁS DISPONE DE ADECUADA CONSISTENCIA PARA EL ASCENSO EN EL URTER FRENTE A OBSTRUCCIONES. ADEMÁS ES UN CATÉTER RADIOPACO, POR LO CUAL PERMITE SU VISUALIZACIÓN POR RAYOS EN EL PROCESO DE COLOCACIÓN. LONGITUD DE 70 CM QUE SE CONSIDERA MUY APROPIADA	13
1	3	SU.PC.SANI.01.18.00.005000	B73265	CAT. URETERAL RECTO P.CILINDRICA-DIAMETRO DEL CATETER:[6-6];LONGITUD DEL CATETER:[40-80];Nº Orific. Laterales:[0-0];Período de permanencia:< 1 mes;		96	10%	11,5	12,65	TELEFLEX MEDICAL, S.A.U.		CIP-100003168605-REF.264710-000060	ES UN CATÉTER NO HIDROFÍLICO DE MENOR FACILIDAD DE MANEJO AL LLEVAR GUÍA INCORPORADA DE ESCASA CONSISTENCIA QUE LE APORTA POCA RIGIDEZ PARA NAVEGAR Y ACCEDER AL URETER FRENTE A OBSTRUCCIONES. ADEMÁS ES UN CATÉTER NO RADIOPACO, POR LO CUAL NO PERMITE SU VISUALIZACIÓN POR RAYOS EN EL PROCESO DE COLOCACIÓN. LONGITUD DE 70 CM QUE SE CONSIDERA MUY APROPIADA	5
1	3	SU.PC.SANI.01.18.00.005000	B73265	CAT. URETERAL RECTO P.CILINDRICA-DIAMETRO DEL CATETER:[6-6];LONGITUD DEL CATETER:[40-80];Nº Orific. Laterales:[0-0];Período de permanencia:< 1 mes;		96	10%	11,5	12,65	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA,S.A.		CIP-100001925255-REF.400-202	ES UN CATÉTER HIDROFÍLICO DE GRAN FACILIDAD DE MANEJO Y ACCESO A URETER DE GRAN SUAVIDAD. LLEVA GUÍA INCORPORADA QUE LE APORTA RIGIDEZ ADECUADA PARA NAVEGAR. ADEMÁS DISPONE DE ADECUADA CONSISTENCIA PARA EL ASCENSO EN EL URETER FRENTE A OBSTRUCCIONES. ADEMÁS ES UN CATÉTER RADIOPACO, POR LO CUAL PERMITE SU VISUALIZACIÓN POR RAYOS EN EL PROCESO DE COLOCACIÓN. LONGITUD DE 70 CM QUE SE CONSIDERA MUY APROPIADA	20
1	4	SU.PC.SANI.01.18.00.005000	B44331	CAT. URETERAL RECTO P.CILINDRICA-DIAMETRO DEL CATETER:[7-7];LONGITUD DEL CATETER:[40-80];Nº Orific. Laterales:[0-0];Período de permanencia:< 1 mes;		30	10%	11,5	12,65	COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS S.A.		CIP-100001923336-REF.ACP207	ES UN CATÉTER NO HIDROFÍLICO DE MENOR FACILIDAD DE MANEJO AL LLEVAR GUÍA INCORPORADA DE ESCASA CONSISTENCIA QUE LE APORTA POCA RIGIDEZ PARA NAVEGAR Y ACCEDER AL URETER FRENTE A OBSTRUCCIONES. ES UN CATÉTER RADIOPACO, POR LO CUAL PERMITE SU VISUALIZACIÓN POR RAYOS EN EL PROCESO DE COLOCACIÓN LONGITUD DE 70 CM QUE SE CONSIDERA MUY APROPIADA. PERO AL DISPONER DE DOS ORIFICIOS LATERALES NO CUMPLE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DADO QUE SE SOLICITA SIN ORIFICIOS LATERALES	-
1	4	SU.PC.SANI.01.18.00.005000	B44331	CAT. URETERAL RECTO P.CILINDRICA-DIAMETRO DEL CATETER:[7-7];LONGITUD DEL CATETER:[40-80];Nº Orific. Laterales:[0-0];Período de permanencia:< 1 mes;		30	10%	11,5	12,65	COOK ESPAÑA, S.A.		CIP-100011404708-REF.020017	ES UN CATÉTER NO HIDROFÍLICO DE MENOR FACILIDAD DE MANEJO AL NO LLEVAR GUÍA INCORPORADA QUE LE APORTE RIGIDEZ PARA NAVEGAR Y ACCESO A URETER DE ALTA SUAVIDAD, QUE PUEDE SUPONER QUE SE ACODE AL NO DISPONER DE GUÍA. ADEMÁS DISPONE DE POCA CONSISTENCIA PARA EL ASCENSO EN EL URETER FRENTE A OBSTRUCCIONES. ADEMÁS ES UN CATÉTER RADIOPACO, POR LO CUAL PERMITE SU VISUALIZACIÓN POR RAYOS EN EL PROCESO DE COLOCACIÓN LONGITUD DE 70 CM QUE SE CONSIDERA MUY APROPIADA	7

Agr	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS	Unidades (1 AÑO)	%iva	Precio Unitario sin IVA	Precio unitario con IVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
1	4	SU.PC.SANI.01.18.00.005000	B44331	CAT. URETERAL RECTO P.CILINDRICA-DIAMETRO DEL CATETER:[7-7];LONGITUD DEL CATETER:[40-80];Nº Orific. Laterales:[0-0];Período de permanencia:< 1 mes;		30	10%	11,5	12,65	IZASA HOSPITAL, S.L.U.		CIP-100133885476-REF.107UK-500770	ES UN CATÉTER NO HIDROFÍLICO DE MENOR FACILIDAD DE MANEJO AL LLEVAR GUÍA INCORPORADA DE ESCASA CONSISTENCIA QUE LE APORTA POCA RIGIDEZ PARA NAVEGAR Y ACCEDER AL URETER FRENTE A OBSTRUCCIONES. ES UN CATÉTER RADIOPACO, POR LO CUAL PERMITE SU VISUALIZACIÓN POR RAYOS EN EL PROCESO DE COLOCACIÓN LONGITUD DE 70 CM QUE SE CONSIDERA MUY APROPIADA. PERO AL DISPONER DE DOS ORIFICIOS LATERALES NO CUMPLE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DADO QUE SE SOLICITA SIN ORIFICIOS LATERALES	-
1	4	SU.PC.SANI.01.18.00.005000	B44331	CAT. URETERAL RECTO P.CILINDRICA-DIAMETRO DEL CATETER:[7-7];LONGITUD DEL CATETER:[40-80];Nº Orific. Laterales:[0-0];Período de permanencia:< 1 mes;		30	10%	11,5	12,65	GRIFOLS MOVACO, S.A.		CIP-100003168201-REF.3331-4120	ES UN CATÉTER NO HIDROFÍLICO DE ADECUADA FACILIDAD DE MANEJO Y ACCESO A URETER DE MENOR SUAVIDAD QUE LA OFERTA DE BOSTON. LLEVA GUÍA INCORPORADA QUE LE APORTA RIGIDEZ ADECUADA PARA NAVEGAR. ADEMÁS DISPONE DE ADECUADA CONSISTENCIA PARA EL ASCENSO EN EL URTER FRENTE A OBSTRUCCIONES. ADEMÁS ES UN CATÉTER RADIOPACO, POR LO CUAL PERMITE SU VISUALIZACIÓN POR RAYOS EN EL PROCESO DE COLOCACIÓN. LONGITUD DE 70 CM QUE SE CONSIDERA MUY APROPIADA	13
1	4	SU.PC.SANI.01.18.00.005000	B44331	CAT. URETERAL RECTO P.CILINDRICA-DIAMETRO DEL CATETER:[7-7];LONGITUD DEL CATETER:[40-80];Nº Orific. Laterales:[0-0];Período de permanencia:< 1 mes;		30	10%	11,5	12,65	TELEFLEX MEDICAL, S.A.U.		CIP-100003169110-REF.264710-000070	ES UN CATÉTER NO HIDROFÍLICO DE MENOR FACILIDAD DE MANEJO AL LLEVAR GUÍA INCORPORADA DE ESCASA CONSISTENCIA QUE LE APORTA POCA RIGIDEZ PARA NAVEGAR Y ACCEDER AL URETER FRENTE A OBSTRUCCIONES. ADEMÁS ES UN CATÉTER NO RADIOPACO, POR LO CUAL NO PERMITE SU VISUALIZACIÓN POR RAYOS EN EL PROCESO DE COLOCACIÓN. LONGITUD DE 70 CM QUE SE CONSIDERA MUY APROPIADA	5
1	4	SU.PC.SANI.01.18.00.005000	B44331	CAT. URETERAL RECTO P.CILINDRICA-DIAMETRO DEL CATETER:[7-7];LONGITUD DEL CATETER:[40-80];Nº Orific. Laterales:[0-0];Período de permanencia:< 1 mes;		30	10%	11,5	12,65	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA,S.A.		CIP-100001925356-REF. 400-203	ES UN CATÉTER HIDROFÍLICO DE GRAN FACILIDAD DE MANEJO Y ACCESO A URETER DE GRAN SUAVIDAD. LLEVA GUÍA INCORPORADA QUE LE APORTA RIGIDEZ ADECUADA PARA NAVEGAR. ADEMÁS DISPONE DE ADECUADA CONSISTENCIA PARA EL ASCENSO EN EL URETER FRENTE A OBSTRUCCIONES. ADEMÁS ES UN CATÉTER RADIOPACO, POR LO CUAL PERMITE SU VISUALIZACIÓN POR RAYOS EN EL PROCESO DE COLOCACIÓN. LONGITUD DE 70 CM QUE SE CONSIDERA MUY APROPIADA	20
2	5	SU.PC.SANI.01.18.00.200000	E78695	EQ. URETERAL DRENAJE INTERNO-EXTERNO PIGTAIL-Tipo de punta:Cerrada;DIAMETRO DEL CATETER:[4.8-4.8];LONGITUD DEL CATETER:[80-120];Período de permanencia:6 a 12 meses;		12	10%	47,14	51,854	TELEFLEX MEDICAL, S.A.U.		CIP-100003203063-REF.334400-000048	LA OFERTA ES MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	20
2	6	SU.PC.SANI.01.18.00.200000	C80260	EQ. URETERAL DRENAJE INTERNO-EXTERNO PIGTAIL-Tipo de punta:Cerrada;DIAMETRO DEL CATETER:[7-7];LONGITUD DEL CATETER:[80-120];Período de permanencia:6 a 12 meses;		30	10%	47,14	51,854	COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS S.A.		CIP-100001620073-REF.AC4407	NO PRESENTA OFERTA AL LOTE 5 DE ESTA AGRUPACIÓN, POR LO CUAL NO PUEDE SER ADJUDICATARIO DE LA AGRUPACIÓN	-

Agr	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS	Unidades (1 AÑO)	%iva	Precio Unitario sin IVA	Precio unitario con IVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
2	6	SU.PC.SANI.01.18.00.200000	C80260	EQ. URETERAL DRENAJE INTERNO-EXTERNO PIGTAIL-Tipo de punta:Cerrada;DIAMETRO DEL CATETER:[7-7];LONGITUD DEL CATETER:[80-120];Período de permanencia:6 a 12 meses;		30	10%	47,14	51,854	TELEFLEX MEDICAL, S.A.U.		CIP-100003206790-REF.334400-000070	LA OFERTA ES MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	20
3	7	SU.PC.SANI.01.18.00.200000	C32418	EQ. URETERAL DRENAJE INTERNO-EXTERNO PIGTAIL-Tipo de punta:pigtail;DIAMETRO DEL CATETER:[6-6];LONGITUD DEL CATETER:[80-120];Período de permanencia:6 a 12 meses;	Punta abierta. Multiperforado en la curvatura	22	10%	33,1	36,41	COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS S.A.		CIP-100001619769-REF.ACA106	SE PRESENTA EN ENVASE CON UN SÓLO CATÉTER, POR LO CUAL EN LA PRÁCTICA HABITUAL DE USO HAY QUE UTILIZAR DOS, AL DESTINARSE UNO PARA CADA RIÑÓN. NO ESTÁN IDENTIFICADO DE NINGÚN MODO EN CUANTO A QUE SEA DERECHO O IZQUIERDO, CON LO CUAL NOS OBLIGA A BISELAR EL IZQUIERDO PARA PODER DISTINGUIR EL RIÑÓN AFECTADO EN CASO DE MAL FUNCIONAMIENTO POR ESCASA DIURESIS. LONGITUD ADECUADA DE 90 CM	13
3	7	SU.PC.SANI.01.18.00.200000	C32418	EQ. URETERAL DRENAJE INTERNO-EXTERNO PIGTAIL-Tipo de punta:pigtail;DIAMETRO DEL CATETER:[6-6];LONGITUD DEL CATETER:[80-120];Período de permanencia:6 a 12 meses;	Punta abierta. Multiperforado en la curvatura	22	10%	33,1	36,41	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA,S.A.		CIP-100089729556-REF.M0061602050	SE PRESENTA EN ENVASE CON DOBLE CATÉTER, IZQUIERDO Y DERECHO, QUE ES LO HABITUAL DE USO AL DESTINARSE UNO PARA CADA RIÑÓN. ESTÁN IDENTIFICADOS POR COLORES, LO QUE RESULTA MUY ADECUADO PARA PODER DISTINGUIR EL RIÑÓN AFECTADO EN CASO DE MAL FUNCIONAMIENTO POR ESCASA DIURESIS. LONGITUD ADECUADA DE 80 CM	20
3	8	SU.PC.SANI.01.18.00.200000	C79268	EQ. URETERAL DRENAJE INTERNO-EXTERNO PIGTAIL-Tipo de punta:pigtail;DIAMETRO DEL CATETER:[7-7];LONGITUD DEL CATETER:[80-120];Período de permanencia:6 a 12 meses;	Punta abierta. Multiperforado en la curvatura	101	10%	33,1	36,41	COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS S.A.		CIP-100001619860-REF.ACA107	SE PRESENTA EN ENVASE CON UN SÓLO CATÉTER, POR LO CUAL EN LA PRÁCTICA HABITUAL DE USO HAY QUE UTILIZAR DOS, AL DESTINARSE UNO PARA CADA RIÑÓN. NO ESTÁN IDENTIFICADO DE NINGÚN MODO EN CUANTO A QUE SEA DERECHO O IZQUIERDO, CON LO CUAL NOS OBLIGA A BISELAR EL IZQUIERDO PARA PODER DISTINGUIR EL RIÑÓN AFECTADO EN CASO DE MAL FUNCIONAMIENTO POR ESCASA DIURESIS. LONGITUD ADECUADA DE 90 CM	13
3	8	SU.PC.SANI.01.18.00.200000	C79268	EQ. URETERAL DRENAJE INTERNO-EXTERNO PIGTAIL-Tipo de punta:pigtail;DIAMETRO DEL CATETER:[7-7];LONGITUD DEL CATETER:[80-120];Período de permanencia:6 a 12 meses;	Punta abierta. Multiperforado en la curvatura	101	10%	33,1	36,41	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA,S.A.		CIP-100089739456-REF.M0061602100	SE PRESENTA EN ENVASE CON DOBLE CATÉTER, IZQUIERDO Y DERECHO, QUE ES LO HABITUAL DE USO AL DESTINARSE UNO PARA CADA RIÑÓN. ESTÁN IDENTIFICADOS POR COLORES, LO QUE RESULTA MUY ADECUADO PARA PODER DISTINGUIR EL RIÑÓN AFECTADO EN CASO DE MAL FUNCIONAMIENTO POR ESCASA DIURESIS. LONGITUD ADECUADA DE 80 CM	20
3	9	SU.PC.SANI.01.18.00.200000	C38445	EQ. URETERAL DRENAJE INTERNO-EXTERNO PIGTAIL-Tipo de punta:pigtail;DIAMETRO DEL CATETER:[8-9];LONGITUD DEL CATETER:[80-120];Período de permanencia:6 a 12 meses;	Punta abierta. Multiperforado en la curvatura.	400	10%	33,1	36,41	COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS S.A.		CIP-100001619961-REF.ACA108	SE PRESENTA EN ENVASE CON UN SÓLO CATÉTER, POR LO CUAL EN LA PRÁCTICA HABITUAL DE USO HAY QUE UTILIZAR DOS, AL DESTINARSE UNO PARA CADA RIÑÓN. NO ESTÁN IDENTIFICADO DE NINGÚN MODO EN CUANTO A QUE SEA DERECHO O IZQUIERDO, CON LO CUAL NOS OBLIGA A BISELAR EL IZQUIERDO PARA PODER DISTINGUIR EL RIÑÓN AFECTADO EN CASO DE MAL FUNCIONAMIENTO POR ESCASA DIURESIS. LONGITUD ADECUADA DE 90 CM	13

Agr	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS	Unidades (1 AÑO)	%iva	Precio Unitario sin IVA	Precio unitario con IVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
3	9	SU.PC.SANI.01.18.00.200000	C38445	EQ. URETERAL DRENAJE INTERNO-EXTERNO PIGTAIL-Tipo de punta:pigtail;DIAMETRO DEL CATETER:[8-9);LONGITUD DEL CATETER:[80-120];Período de permanencia:6 a 12 meses;	Punta abierta. Multiperforado en la curvatura.	400	10%	33,1	36,41	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA,S.A.		CIP-100089729657-REF.M0061602150	SE PRESENTA EN ENVASE CON DOBLE CATÉTER, IZQUIERDO Y DERECHO, QUE ES LO HABITUAL DE USO AL DESTINARSE UNO PARA CADA RIÑÓN. ESTÁN IDENTIFICADOS POR COLORES, LO QUE RESULTA MUY ADECUADO PARA PODER DISTINGUIR EL RIÑÓN AFECTADO EN CASO DE MAL FUNCIONAMIENTO POR ESCASA DIURESIS. LONGITUD ADECUADA DE 80 CM	20
4	10	SU.PC.SANI.01.18.00.200010		EQ. URETERAL DRENAJE INTERNO DOBLE PIGTAIL C/ SIST. LIBERACION-Tipo de punta:abierta;DIAMETRO DEL CATETER:[6-6];LONGITUD DEL CATETER:[0-40);Período de permanencia:6 a 12 meses;	Tipo de punta:abierta;DIAMETRO DEL CATETER: 6F;LONGITUD DEL CATETER:30 CM;Período de permanencia:6 a 12 meses;	10	10%	55	60,5	COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS S.A.		CIP-100011405314-REF.BCFA66	MATERIAL FLEXIBLE, MULTIPERFORADO, DISPONEMOS DE RESULTADOS CONTRATADOS DE SU LARGA DURACIÓN PERO CON MENOR FLEXIBILIDAD QUE LA OFERTA DE COOK, QUE LE CONFIERE MENOR CONFORTABILIDAD AL PACIENTE. SISTEMA DE LIBERACIÓN AUTOMÁTICO E INDEPENDIENTE, LO QUE PERMITE SU MANEJO A VOLUNTAD DEL FACULTATIVO. LLEVA GUÍA INTRODUCTORA, LO QUE LO HACE MÁS EFICIENTE	13
4	10	SU.PC.SANI.01.18.00.200010		EQ. URETERAL DRENAJE INTERNO DOBLE PIGTAIL C/ SIST. LIBERACION-Tipo de punta:abierta;DIAMETRO DEL CATETER:[6-6];LONGITUD DEL CATETER:[0-40);Período de permanencia:6 a 12 meses;	Tipo de punta:abierta;DIAMETRO DEL CATETER: 6F;LONGITUD DEL CATETER:30 CM;Período de permanencia:6 a 12 meses;	10	10%	55	60,5	COOK ESPAÑA, S.A.		CIP-100133893154-REF.USI-630-LP	MATERIAL MUY FLEXIBLE, MULTIPERFORADO, DISPONEMOS DE RESULTADOS CONTRATADOS DE SU LARGA DURACIÓN Y ADECUADA FLEXIBILIDAD, QUE LE CONFIERE CONFORTABILIDAD AL PACIENTE. SISTEMA DE LIBERACIÓN NO AUTOMÁTICO, LO QUE PERMITE SU MANEJO A VOLUNTAD DEL FACULTATIVO. LLEVA GUÍA INTRODUCTORA, LO QUE LO HACE MÁS EFICIENTE	20
4	10	SU.PC.SANI.01.18.00.200010		EQ. URETERAL DRENAJE INTERNO DOBLE PIGTAIL C/ SIST. LIBERACION-Tipo de punta:abierta;DIAMETRO DEL CATETER:[6-6];LONGITUD DEL CATETER:[0-40);Período de permanencia:6 a 12 meses;	Tipo de punta:abierta;DIAMETRO DEL CATETER: 6F;LONGITUD DEL CATETER:30 CM;Período de permanencia:6 a 12 meses;	10	10%	55	60,5	IZASA HOSPITAL, S.L.U.		CIP-100133874263-REF.107EP-570630	MATERIAL FLEXIBLE, MULTIPERFORADO, NO DISPONEMOS DE RESULTADOS CONTRATADOS DE SU LARGA DURACIÓN. EL CATÉTER DISPONE DE MENOR FLEXIBILIDAD QUE LA OFERTA DE COOK, QUE LE CONFIERE MENOR CONFORTABILIDAD AL PACIENTE. SISTEMA DE LIBERACIÓN AUTOMÁTICO Y FIJADO AL CATÉTER, LO QUE NO PERMITE SU MANEJO A VOLUNTAD DEL FACULTATIVO. NO LLEVA GUÍA INTRODUCTORA, POR LO QUE HAY QUE USAR UNA GUÍA APARTE, LO QUE LO HACE MENOS EFICIENTE	7
4	10	SU.PC.SANI.01.18.00.200010		EQ. URETERAL DRENAJE INTERNO DOBLE PIGTAIL C/ SIST. LIBERACION-Tipo de punta:abierta;DIAMETRO DEL CATETER:[6-6];LONGITUD DEL CATETER:[0-40);Período de permanencia:6 a 12 meses;	Tipo de punta:abierta;DIAMETRO DEL CATETER: 6F;LONGITUD DEL CATETER:30 CM;Período de permanencia:6 a 12 meses;	10	10%	55	60,5	PRESURGY, S.L.		CIP-100133912853-REF.ROJG9630ST	MATERIAL FLEXIBLE, MULTIPERFORADO, DISPONEMOS DE RESULTADOS CONTRATADOS DE SU LARGA DURACIÓN PERO CON MENOR FLEXIBILIDAD QUE LA OFERTA DE COOK, QUE LE CONFIERE MENOR CONFORTABILIDAD AL PACIENTE. SISTEMA DE LIBERACIÓN AUTOMÁTICO E INDEPENDIENTE, LO QUE PERMITE SU MANEJO A VOLUNTAD DEL FACULTATIVO. LLEVA GUÍA INTRODUCTORA, LO QUE LO HACE MÁS EFICIENTE	13
4	10	SU.PC.SANI.01.18.00.200010		EQ. URETERAL DRENAJE INTERNO DOBLE PIGTAIL C/ SIST. LIBERACION-Tipo de punta:abierta;DIAMETRO DEL CATETER:[6-6];LONGITUD DEL CATETER:[0-40);Período de permanencia:6 a 12 meses;	Tipo de punta:abierta;DIAMETRO DEL CATETER: 6F;LONGITUD DEL CATETER:30 CM;Período de permanencia:6 a 12 meses;	10	10%	55	60,5	GRIFOLS MOVACO, S.A.		CIP-100001949499-REF.3012-1500	MATERIAL FLEXIBLE, MULTIPERFORADO, NO DISPONEMOS DE RESULTADOS CONTRATADOS DE SU LARGA DURACIÓN. MENOR FLEXIBILIDAD QUE LA OFERTA DE COOK, QUE LE CONFIERE MENOR CONFORTABILIDAD AL PACIENTE. SISTEMA DE LIBERACIÓN AUTOMÁTICO Y FIJADO AL CATÉTER, LO QUE NO PERMITE SU MANEJO A VOLUNTAD DEL FACULTATIVO. LLEVA GUÍA INTRODUCTORA, LO QUE LO HACE MÁS EFICIENTE	7

Agr	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS	Unidades (1 AÑO)	%iva	Precio Unitario sin IVA	Precio unitario con IVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
4	11	SU.PC.SANI.01.18.00.200010		EQ. URETERAL DRENAJE INTERNO DOBLE PIGTAIL C/ SIST. LIBERACION-Tipo de punta:abierta;DIAMETRO DEL CATETER:[7-7];LONGITUD DEL CATETER:[0-40);Período de permanencia:6 a 12 meses;	Tipo de punta:abierta;DIAMETRO DEL CATETER: 7F;LONGITUD DEL CATETER:30 CM;Período de permanencia:6 a 12 meses;	50	10%	55	60,5	COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS S.A.		CIP-100022071847-REF.BCFA76	MATERIAL FLEXIBLE, MULTIPERFORADO, DISPONEMOS DE RESULTADOS CONTRATADOS DE SU LARGA DURACIÓN PERO CON MENOR FLEXIBILIDAD QUE LA OFERTA DE COOK, QUE LE CONFIERE MENOR CONFORTABILIDAD AL PACIENTE. SISTEMA DE LIBERACIÓN AUTOMÁTICO E INDEPENDIENTE, LO QUE PERMITE SU MANEJO A VOLUNTAD DEL FACULTATIVO. LLEVA GUÍA INTRODUCTORA, LO QUE LO HACE MÁS EFICIENTE	13
4	11	SU.PC.SANI.01.18.00.200010		EQ. URETERAL DRENAJE INTERNO DOBLE PIGTAIL C/ SIST. LIBERACION-Tipo de punta:abierta;DIAMETRO DEL CATETER:[7-7];LONGITUD DEL CATETER:[0-40);Período de permanencia:6 a 12 meses;	Tipo de punta:abierta;DIAMETRO DEL CATETER: 7F;LONGITUD DEL CATETER:30 CM;Período de permanencia:6 a 12 meses;	50	10%	55	60,5	COOK ESPAÑA, S.A.		CIP-100133893255-REF.USI-730-LP	MATERIAL MUY FLEXIBLE, MULTIPERFORADO, DISPONEMOS DE RESULTADOS CONTRATADOS DE SU LARGA DURACIÓN Y ADECUADA FLEXIBILIDAD, QUE LE CONFIERE CONFORTABILIDAD AL PACIENTE. SISTEMA DE LIBERACIÓN NO AUTOMÁTICO, LO QUE PERMITE SU MANEJO A VOLUNTAD DEL FACULTATIVO. LLEVA GUÍA INTRODUCTORA, LO QUE LO HACE MÁS EFICIENTE	20
4	11	SU.PC.SANI.01.18.00.200010		EQ. URETERAL DRENAJE INTERNO DOBLE PIGTAIL C/ SIST. LIBERACION-Tipo de punta:abierta;DIAMETRO DEL CATETER:[7-7];LONGITUD DEL CATETER:[0-40);Período de permanencia:6 a 12 meses;	Tipo de punta:abierta;DIAMETRO DEL CATETER: 7F;LONGITUD DEL CATETER:30 CM;Período de permanencia:6 a 12 meses;	50	10%	55	60,5	IZASA HOSPITAL, S.L.U.		CIP-100133874364-REF.107EP-570730	MATERIAL FLEXIBLE, MULTIPERFORADO, NO DISPONEMOS DE RESULTADOS CONTRATADOS DE SU LARGA DURACIÓN. EL CATÉTER DISPONE DE MENOR FLEXIBILIDAD QUE LA OFERTA DE COOK, QUE LE CONFIERE MENOR CONFORTABILIDAD AL PACIENTE. SISTEMA DE LIBERACIÓN AUTOMÁTICO Y FIJADO AL CATÉTER, LO QUE NO PERMITE SU MANEJO A VOLUNTAD DEL FACULTATIVO. NO LLEVA GUÍA INTRODUCTORA, POR LO QUE HAY QUE USAR UNA GUÍA APARTE, LO QUE LO HACE MENOS EFICIENTE	7
4	11	SU.PC.SANI.01.18.00.200010		EQ. URETERAL DRENAJE INTERNO DOBLE PIGTAIL C/ SIST. LIBERACION-Tipo de punta:abierta;DIAMETRO DEL CATETER:[7-7];LONGITUD DEL CATETER:[0-40);Período de permanencia:6 a 12 meses;	Tipo de punta:abierta;DIAMETRO DEL CATETER: 7F;LONGITUD DEL CATETER:30 CM;Período de permanencia:6 a 12 meses;	50	10%	55	60,5	PRESURGY, S.L.		CIP-100133912954-REF.ROJG9730ST	MATERIAL FLEXIBLE, MULTIPERFORADO, DISPONEMOS DE RESULTADOS CONTRATADOS DE SU LARGA DURACIÓN PERO CON MENOR FLEXIBILIDAD QUE LA OFERTA DE COOK, QUE LE CONFIERE MENOR CONFORTABILIDAD AL PACIENTE. SISTEMA DE LIBERACIÓN AUTOMÁTICO E INDEPENDIENTE, LO QUE PERMITE SU MANEJO A VOLUNTAD DEL FACULTATIVO. LLEVA GUÍA INTRODUCTORA, LO QUE LO HACE MÁS EFICIENTE	13
4	11	SU.PC.SANI.01.18.00.200010		EQ. URETERAL DRENAJE INTERNO DOBLE PIGTAIL C/ SIST. LIBERACION-Tipo de punta:abierta;DIAMETRO DEL CATETER:[7-7];LONGITUD DEL CATETER:[0-40);Período de permanencia:6 a 12 meses;	Tipo de punta:abierta;DIAMETRO DEL CATETER: 7F;LONGITUD DEL CATETER:30 CM;Período de permanencia:6 a 12 meses;	50	10%	55	60,5	GRIFOLS MOVACO, S.A.		CIP-100001948883-REF.3012-2500	MATERIAL FLEXIBLE, MULTIPERFORADO, NO DISPONEMOS DE RESULTADOS CONTRATADOS DE SU LARGA DURACIÓN. MENOR FLEXIBILIDAD QUE LA OFERTA DE COOK, QUE LE CONFIERE MENOR CONFORTABILIDAD AL PACIENTE. SISTEMA DE LIBERACIÓN AUTOMÁTICO Y FIJADO AL CATÉTER, LO QUE NO PERMITE SU MANEJO A VOLUNTAD DEL FACULTATIVO. LLEVA GUÍA INTRODUCTORA, LO QUE LO HACE MÁS EFICIENTE	7
4	12	SU.PC.SANI.01.18.00.200010		EQ. URETERAL DRENAJE INTERNO DOBLE PIGTAIL C/ SIST. LIBERACION-Tipo de punta:abierta;DIAMETRO DEL CATETER:[7-7];LONGITUD DEL CATETER:[0-40);Período de permanencia:6 a 12 meses;	Tipo de punta:abierta;DIAMETRO DEL CATETER: 7F;LONGITUD DEL CATETER:28 CM;Período de permanencia:6 a 12 meses;	10	10%	55	60,5	COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS S.A.		CIP-100022071746-REF.BCFA75	MATERIAL FLEXIBLE, MULTIPERFORADO, DISPONEMOS DE RESULTADOS CONTRATADOS DE SU LARGA DURACIÓN PERO CON MENOR FLEXIBILIDAD QUE LA OFERTA DE COOK, QUE LE CONFIERE MENOR CONFORTABILIDAD AL PACIENTE. SISTEMA DE LIBERACIÓN AUTOMÁTICO E INDEPENDIENTE, LO QUE PERMITE SU MANEJO A VOLUNTAD DEL FACULTATIVO. LLEVA GUÍA INTRODUCTORA, LO QUE LO HACE MÁS EFICIENTE	13
4	12	SU.PC.SANI.01.18.00.200010		EQ. URETERAL DRENAJE INTERNO DOBLE PIGTAIL C/ SIST. LIBERACION-Tipo de punta:abierta;DIAMETRO DEL CATETER:[7-7];LONGITUD DEL CATETER:[0-40);Período de permanencia:6 a 12 meses;	Tipo de punta:abierta;DIAMETRO DEL CATETER: 7F;LONGITUD DEL CATETER:28 CM;Período de permanencia:6 a 12 meses;	10	10%	55	60,5	COOK ESPAÑA, S.A.		CIP-100079389401-REF.USI-728-LP	MATERIAL MUY FLEXIBLE, MULTIPERFORADO, DISPONEMOS DE RESULTADOS CONTRATADOS DE SU LARGA DURACIÓN Y ADECUADA FLEXIBILIDAD, QUE LE CONFIERE CONFORTABILIDAD AL PACIENTE. SISTEMA DE LIBERACIÓN NO AUTOMÁTICO, LO QUE PERMITE SU MANEJO A VOLUNTAD DEL FACULTATIVO. LLEVA GUÍA INTRODUCTORA, LO QUE LO HACE MÁS EFICIENTE	20

Agr	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS	Unidades (1 AÑO)	%iva	Precio Unitario sin IVA	Precio unitario con IVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
4	12	SU.PC.SANI.01.18.00.200010		EQ. URETERAL DRENAJE INTERNO DOBLE PIGTAIL C/ SIST. LIBERACION-Tipo de punta:abierta;DIAMETRO DEL CATETER:[7-7];LONGITUD DEL CATETER:[0-40);Período de permanencia:6 a 12 meses;	Tipo de punta:abierta;DIAMETRO DEL CATETER: 7F;LONGITUD DEL CATETER:28 CM;Período de permanencia:6 a 12 meses;	10	10%	55	60,5	IZASA HOSPITAL, S.L.U.		CIP-100133874465-REF.107EP-570728	MATERIAL FLEXIBLE, MULTIPERFORADO, NO DISPONEMOS DE RESULTADOS CONTRATADOS DE SU LARGA DURACIÓN. EL CATÉTER DISPONE DE MENOR FLEXIBILIDAD QUE LA OFERTA DE COOK, QUE LE CONFIERE MENOR CONFORTABILIDAD AL PACIENTE. SISTEMA DE LIBERACIÓN AUTOMÁTICO Y FIJADO AL CATÉTER, LO QUE NO PERMITE SU MANEJO A VOLUNTAD DEL FACULTATIVO. NO LLEVA GUÍA INTRODUCTORA, POR LO QUE HAY QUE USAR UNA GUÍA APARTE, LO QUE LO HACE MENOS EFICIENTE	7
4	12	SU.PC.SANI.01.18.00.200010		EQ. URETERAL DRENAJE INTERNO DOBLE PIGTAIL C/ SIST. LIBERACION-Tipo de punta:abierta;DIAMETRO DEL CATETER:[7-7];LONGITUD DEL CATETER:[0-40);Período de permanencia:6 a 12 meses;	Tipo de punta:abierta;DIAMETRO DEL CATETER: 7F;LONGITUD DEL CATETER:28 CM;Período de permanencia:6 a 12 meses;	10	10%	55	60,5	PRESURGY, S.L.		CIP-100133893457-REF.ROJG9728ST	MATERIAL FLEXIBLE, MULTIPERFORADO, DISPONEMOS DE RESULTADOS CONTRATADOS DE SU LARGA DURACIÓN PERO CON MENOR FLEXIBILIDAD QUE LA OFERTA DE COOK, QUE LE CONFIERE MENOR CONFORTABILIDAD AL PACIENTE. SISTEMA DE LIBERACIÓN AUTOMÁTICO E INDEPENDIENTE, LO QUE PERMITE SU MANEJO A VOLUNTAD DEL FACULTATIVO. LLEVA GUÍA INTRODUCTORA, LO QUE LO HACE MÁS EFICIENTE	13
4	12	SU.PC.SANI.01.18.00.200010		EQ. URETERAL DRENAJE INTERNO DOBLE PIGTAIL C/ SIST. LIBERACION-Tipo de punta:abierta;DIAMETRO DEL CATETER:[7-7];LONGITUD DEL CATETER:[0-40);Período de permanencia:6 a 12 meses;	Tipo de punta:abierta;DIAMETRO DEL CATETER: 7F;LONGITUD DEL CATETER:28 CM;Período de permanencia:6 a 12 meses;	10	10%	55	60,5	GRIFOLS MOVACO, S.A.		CIP-100001948782-REF.3012-2400	MATERIAL FLEXIBLE, MULTIPERFORADO, NO DISPONEMOS DE RESULTADOS CONTRATADOS DE SU LARGA DURACIÓN. MENOR FLEXIBILIDAD QUE LA OFERTA DE COOK, QUE LE CONFIERE MENOR CONFORTABILIDAD AL PACIENTE. SISTEMA DE LIBERACIÓN AUTOMÁTICO Y FIJADO AL CATÉTER, LO QUE NO PERMITE SU MANEJO A VOLUNTAD DEL FACULTATIVO. LLEVA GUÍA INTRODUCTORA, LO QUE LO HACE MÁS EFICIENTE	7
5	13	SU.PC.SANI.01.18.00.200014		EQ. URETERAL DRENAJE INTERNO DOBLE PIGTAIL C/ CATETER URETERAL RECTO-	EQ. URETERAL DRENAJE INTERNO DOBLE PIGTAIL C/ CATETER URETERAL RECTO-Tipo de punta:abierta;DIAMETRO DEL CATETER:[6-6];LONGITUD DEL CATETER:28 cm;Período de permanencia:6 a 12 meses;	125	10%	33	36,3	COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS S.A.		CIP-100001805849-REF.ACB265	CATÉTER NO HIDROFÍLICO, MATERIAL FLEXIBLE, MULTIPERFORADO, DISPONEMOS DE RESULTADOS CONTRATADOS DE SU LARGA DURACIÓN PERO CON MENOR FLEXIBILIDAD QUE LA OFERTA DE BOSTON, QUE LE CONFIERE MENOR CONFORTABILIDAD AL PACIENTE. SISTEMA DE LIBERACIÓN AUTOMÁTICO E INDEPENDIENTE, LO QUE PERMITE SU MANEJO A VOLUNTAD DEL FACULTATIVO. LLEVA GUÍA INTRODUCTORA, LO QUE LO HACE MÁS EFICIENTE	13
5	13	SU.PC.SANI.01.18.00.200014		EQ. URETERAL DRENAJE INTERNO DOBLE PIGTAIL C/ CATETER URETERAL RECTO-	EQ. URETERAL DRENAJE INTERNO DOBLE PIGTAIL C/ CATETER URETERAL RECTO-Tipo de punta:abierta;DIAMETRO DEL CATETER:[6-6];LONGITUD DEL CATETER:28 cm;Período de permanencia:6 a 12 meses;	125	10%	33	36,3	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA,S.A.		CIP-100001966067-REF.175-264-01	CATÉTER HIDROFÍLICO, LO QUE LE CONFIERE MAYOR NAVEGABILIDAD POR EL URÉTER, MATERIAL MUY FLEXIBLE, MULTIPERFORADO, DISPONEMOS DE RESULTADOS CONTRATADOS DE SU LARGA DURACIÓN Y ADECUADA FLEXIBILIDAD, QUE LE CONFIERE CONFORTABILIDAD AL PACIENTE. SISTEMA DE LIBERACIÓN NO AUTOMÁTICO, LO QUE PERMITE SU MANEJO A VOLUNTAD DEL FACULTATIVO. LLEVA GUÍA INTRODUCTORA, LO QUE LO HACE MÁS EFICIENTE	20
5	14	SU.PC.SANI.01.18.00.200014		EQ. URETERAL DRENAJE INTERNO DOBLE PIGTAIL C/ CATETER URETERAL RECTO-	Tipo de punta:abierta;DIAMETRO DEL CATETER:[6-6];LONGITUD DEL CATETER:24 cm;Período de permanencia:6 a 12 meses;	125	10%	33	36,3	COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS S.A.		CIP-100001807566-REF.ACB263	CATÉTER NO HIDROFÍLICO, MATERIAL FLEXIBLE, MULTIPERFORADO, DISPONEMOS DE RESULTADOS CONTRATADOS DE SU LARGA DURACIÓN PERO CON MENOR FLEXIBILIDAD QUE LA OFERTA DE BOSTON, QUE LE CONFIERE MENOR CONFORTABILIDAD AL PACIENTE. SISTEMA DE LIBERACIÓN AUTOMÁTICO E INDEPENDIENTE, LO QUE PERMITE SU MANEJO A VOLUNTAD DEL FACULTATIVO. LLEVA GUÍA INTRODUCTORA, LO QUE LO HACE MÁS EFICIENTE	13

Agr	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS	Unidades (1 AÑO)	%iva	Precio Unitario sin IVA	Precio unitario con IVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
5	14	SU.PC.SANI.01.18.00.200014		EQ. URETERAL DRENAJE INTERNO DOBLE PIGTAIL C/ CATETER URETERAL RECTO-	Tipo de punta:abierta;DIAMETRO DEL CATETER:[6-6];LONGITUD DEL CATETER:24 cm;Período de permanencia:6 a 12 meses;	125	10%	33	36,3	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA,S.A.		CIP-100001965259-REF.175-262-01	CATÉTER HIDROFÍLICO, LO QUE LE CONFIERE MAYOR NAVEGABILIDAD POR EL URÉTER, MATERIAL MUY FLEXIBLE, MULTIPERFORADO, DISPONEMOS DE RESULTADOS CONTRATADOS DE SU LARGA DURACIÓN Y ADECUADA FLEXIBILIDAD, QUE LE CONFIERE CONFORTABILIDAD AL PACIENTE. SISTEMA DE LIBERACIÓN NO AUTOMÁTICO, LO QUE PERMITE SU MANEJO A VOLUNTAD DEL FACULTATIVO. LLEVA GUÍA INTRODUCTORA, LO QUE LO HACE MÁS EFICIENTE	20
5	15	SU.PC.SANI.01.18.00.200014		EQ. URETERAL DRENAJE INTERNO DOBLE PIGTAIL C/ CATETER URETERAL RECTO-	Tipo de punta:abierta;DIAMETRO DEL CATETER:[6-6];LONGITUD DEL CATETER:26 cm;Período de permanencia:6 a 12 meses;	125	10%	33	36,3	COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS S.A.		CIP-100001808970-REF.ACB264	CATÉTER NO HIDROFÍLICO, MATERIAL FLEXIBLE, MULTIPERFORADO, DISPONEMOS DE RESULTADOS CONTRATADOS DE SU LARGA DURACIÓN PERO CON MENOR FLEXIBILIDAD QUE LA OFERTA DE BOSTON, QUE LE CONFIERE MENOR CONFORTABILIDAD AL PACIENTE. SISTEMA DE LIBERACIÓN AUTOMÁTICO E INDEPENDIENTE, LO QUE PERMITE SU MANEJO A VOLUNTAD DEL FACULTATIVO. LLEVA GUÍA INTRODUCTORA, LO QUE LO HACE MÁS EFICIENTE	13
5	15	SU.PC.SANI.01.18.00.200014		EQ. URETERAL DRENAJE INTERNO DOBLE PIGTAIL C/ CATETER URETERAL RECTO-	Tipo de punta:abierta;DIAMETRO DEL CATETER:[6-6];LONGITUD DEL CATETER:26 cm;Período de permanencia:6 a 12 meses;	125	10%	33	36,3	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA,S.A.		CIP-100001965552-REF.175-263-01	CATÉTER HIDROFÍLICO, LO QUE LE CONFIERE MAYOR NAVEGABILIDAD POR EL URÉTER, MATERIAL MUY FLEXIBLE, MULTIPERFORADO, DISPONEMOS DE RESULTADOS CONTRATADOS DE SU LARGA DURACIÓN Y ADECUADA FLEXIBILIDAD, QUE LE CONFIERE CONFORTABILIDAD AL PACIENTE. SISTEMA DE LIBERACIÓN NO AUTOMÁTICO, LO QUE PERMITE SU MANEJO A VOLUNTAD DEL FACULTATIVO. LLEVA GUÍA INTRODUCTORA, LO QUE LO HACE MÁS EFICIENTE	20
5	16	SU.PC.SANI.01.18.00.200014		EQ. URETERAL DRENAJE INTERNO DOBLE PIGTAIL C/ CATETER URETERAL RECTO-	Tipo de punta:abierta;DIAMETRO DEL CATETER:[6-6];LONGITUD DEL CATETER:30 cm;Período de permanencia:6 a 12 meses;	125	10%	33	36,3	COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS S.A.		CIP-100001807667-REF.ACB266	CATÉTER NO HIDROFÍLICO, MATERIAL FLEXIBLE, MULTIPERFORADO, DISPONEMOS DE RESULTADOS CONTRATADOS DE SU LARGA DURACIÓN PERO CON MENOR FLEXIBILIDAD QUE LA OFERTA DE BOSTON, QUE LE CONFIERE MENOR CONFORTABILIDAD AL PACIENTE. SISTEMA DE LIBERACIÓN AUTOMÁTICO E INDEPENDIENTE, LO QUE PERMITE SU MANEJO A VOLUNTAD DEL FACULTATIVO. LLEVA GUÍA INTRODUCTORA, LO QUE LO HACE MÁS EFICIENTE	13
5	16	SU.PC.SANI.01.18.00.200014		EQ. URETERAL DRENAJE INTERNO DOBLE PIGTAIL C/ CATETER URETERAL RECTO-	Tipo de punta:abierta;DIAMETRO DEL CATETER:[6-6];LONGITUD DEL CATETER:30 cm;Período de permanencia:6 a 12 meses;	125	10%	33	36,3	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA,S.A.		CIP-100001955056-REF.175-265-01	CATÉTER HIDROFÍLICO, LO QUE LE CONFIERE MAYOR NAVEGABILIDAD POR EL URÉTER, MATERIAL MUY FLEXIBLE, MULTIPERFORADO, DISPONEMOS DE RESULTADOS CONTRATADOS DE SU LARGA DURACIÓN Y ADECUADA FLEXIBILIDAD, QUE LE CONFIERE CONFORTABILIDAD AL PACIENTE. SISTEMA DE LIBERACIÓN NO AUTOMÁTICO, LO QUE PERMITE SU MANEJO A VOLUNTAD DEL FACULTATIVO. LLEVA GUÍA INTRODUCTORA, LO QUE LO HACE MÁS EFICIENTE	20
5	17	SU.PC.SANI.01.18.00.200014		EQ. URETERAL DRENAJE INTERNO DOBLE PIGTAIL C/ CATETER URETERAL RECTO-	Tipo de punta:pigtail;DIAMETRO DEL CATETER:[7-7];LONGITUD DEL CATETER: 28 cm;Período de permanencia:6 a 12 meses;	8	10%	33	36,3	COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS S.A.		CIP-100001808172-REF.ACB275	CATÉTER NO HIDROFÍLICO, MATERIAL FLEXIBLE, MULTIPERFORADO, DISPONEMOS DE RESULTADOS CONTRATADOS DE SU LARGA DURACIÓN PERO CON MENOR FLEXIBILIDAD QUE LA OFERTA DE BOSTON, QUE LE CONFIERE MENOR CONFORTABILIDAD AL PACIENTE. SISTEMA DE LIBERACIÓN AUTOMÁTICO E INDEPENDIENTE, LO QUE PERMITE SU MANEJO A VOLUNTAD DEL FACULTATIVO. LLEVA GUÍA INTRODUCTORA, LO QUE LO HACE MÁS EFICIENTE	13

Agr	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS	Unidades (1 AÑO)	%iva	Precio Unitario sin IVA	Precio unitario con IVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
5	17	SU.PC.SANI.01.18.00.200014		EQ. URETERAL DRENAJE INTERNO DOBLE PIGTAIL C/ CATETER URETERAL RECTO-	Tipo de punta:pigtail;DIAMETRO DEL CATETER:[7-7];LONGITUD DEL CATETER: 28 cm;Período de permanencia:6 a 12 meses;	8	10%	33	36,3	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA,S.A.		CIP-100001955854-REF.175-274-01	CATÉTER HIDROFÍLICO, LO QUE LE CONFIERE MAYOR NAVEGABILIDAD POR EL URÉTER, MATERIAL MUY FLEXIBLE, MULTIPERFORADO, DISPONEMOS DE RESULTADOS CONTRATADOS DE SU LARGA DURACIÓN Y ADECUADA FLEXIBILIDAD, QUE LE CONFIERE CONFORTABILIDAD AL PACIENTE. SISTEMA DE LIBERACIÓN NO AUTOMÁTICO, LO QUE PERMITE SU MANEJO A VOLUNTAD DEL FACULTATIVO. LLEVA GUÍA INTRODUCTORA, LO QUE LO HACE MÁS EFICIENTE	20
5	18	SU.PC.SANI.01.18.00.200014		EQ. URETERAL DRENAJE INTERNO DOBLE PIGTAIL C/ CATETER URETERAL RECTO-	Tipo de punta:pigtail;DIAMETRO DEL CATETER:[7-7];LONGITUD DEL CATETER: 30 cm;Período de permanencia:6 a 12 meses;	8	10%	33	36,3	COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS S.A.		CIP-100001808071-REF.ACB276	CATÉTER NO HIDROFÍLICO, MATERIAL FLEXIBLE, MULTIPERFORADO, DISPONEMOS DE RESULTADOS CONTRATADOS DE SU LARGA DURACIÓN PERO CON MENOR FLEXIBILIDAD QUE LA OFERTA DE BOSTON, QUE LE CONFIERE MENOR CONFORTABILIDAD AL PACIENTE. SISTEMA DE LIBERACIÓN AUTOMÁTICO E INDEPENDIENTE, LO QUE PERMITE SU MANEJO A VOLUNTAD DEL FACULTATIVO. LLEVA GUÍA INTRODUCTORA, LO QUE LO HACE MÁS EFICIENTE	13
5	18	SU.PC.SANI.01.18.00.200014		EQ. URETERAL DRENAJE INTERNO DOBLE PIGTAIL C/ CATETER URETERAL RECTO-	Tipo de punta:pigtail;DIAMETRO DEL CATETER:[7-7];LONGITUD DEL CATETER: 30 cm;Período de permanencia:6 a 12 meses;	8	10%	33	36,3	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA,S.A.		CIP-100001955450-REF.175-275-01	CATÉTER HIDROFÍLICO, LO QUE LE CONFIERE MAYOR NAVEGABILIDAD POR EL URÉTER, MATERIAL MUY FLEXIBLE, MULTIPERFORADO, DISPONEMOS DE RESULTADOS CONTRATADOS DE SU LARGA DURACIÓN Y ADECUADA FLEXIBILIDAD, QUE LE CONFIERE CONFORTABILIDAD AL PACIENTE. SISTEMA DE LIBERACIÓN NO AUTOMÁTICO, LO QUE PERMITE SU MANEJO A VOLUNTAD DEL FACULTATIVO. LLEVA GUÍA INTRODUCTORA, LO QUE LO HACE MÁS EFICIENTE	20
5	19	SU.PC.SANI.01.18.00.200014		EQ. URETERAL DRENAJE INTERNO DOBLE PIGTAIL C/ CATETER URETERAL RECTO-	Tipo de punta:pigtail;DIAMETRO DEL CATETER:[7-7];LONGITUD DEL CATETER: 24 cm;Período de permanencia:6 a 12 meses;	8	10%	33	36,3	COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS S.A.		CIP-100001809283-REF.ACB273	CATÉTER NO HIDROFÍLICO, MATERIAL FLEXIBLE, MULTIPERFORADO, DISPONEMOS DE RESULTADOS CONTRATADOS DE SU LARGA DURACIÓN PERO CON MENOR FLEXIBILIDAD QUE LA OFERTA DE BOSTON, QUE LE CONFIERE MENOR CONFORTABILIDAD AL PACIENTE. SISTEMA DE LIBERACIÓN AUTOMÁTICO E INDEPENDIENTE, LO QUE PERMITE SU MANEJO A VOLUNTAD DEL FACULTATIVO. LLEVA GUÍA INTRODUCTORA, LO QUE LO HACE MÁS EFICIENTE	13
5	19	SU.PC.SANI.01.18.00.200014		EQ. URETERAL DRENAJE INTERNO DOBLE PIGTAIL C/ CATETER URETERAL RECTO-	Tipo de punta:pigtail;DIAMETRO DEL CATETER:[7-7];LONGITUD DEL CATETER: 24 cm;Período de permanencia:6 a 12 meses;	8	10%	33	36,3	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA,S.A.		CIP-100001956561-REF.175-272-01	CATÉTER HIDROFÍLICO, LO QUE LE CONFIERE MAYOR NAVEGABILIDAD POR EL URÉTER, MATERIAL MUY FLEXIBLE, MULTIPERFORADO, DISPONEMOS DE RESULTADOS CONTRATADOS DE SU LARGA DURACIÓN Y ADECUADA FLEXIBILIDAD, QUE LE CONFIERE CONFORTABILIDAD AL PACIENTE. SISTEMA DE LIBERACIÓN NO AUTOMÁTICO, LO QUE PERMITE SU MANEJO A VOLUNTAD DEL FACULTATIVO. LLEVA GUÍA INTRODUCTORA, LO QUE LO HACE MÁS EFICIENTE	20
5	20	SU.PC.SANI.01.18.00.200014		EQ. URETERAL DRENAJE INTERNO DOBLE PIGTAIL C/ CATETER URETERAL RECTO-	Tipo de punta:pigtail;DIAMETRO DEL CATETER:[7-7];LONGITUD DEL CATETER: 26 cm;Período de permanencia:6 a 12 meses;	8	10%	33	36,3	COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS S.A.		CIP-100001808273-REF.ACB274	CATÉTER NO HIDROFÍLICO, MATERIAL FLEXIBLE, MULTIPERFORADO, DISPONEMOS DE RESULTADOS CONTRATADOS DE SU LARGA DURACIÓN PERO CON MENOR FLEXIBILIDAD QUE LA OFERTA DE BOSTON, QUE LE CONFIERE MENOR CONFORTABILIDAD AL PACIENTE. SISTEMA DE LIBERACIÓN AUTOMÁTICO E INDEPENDIENTE, LO QUE PERMITE SU MANEJO A VOLUNTAD DEL FACULTATIVO. LLEVA GUÍA INTRODUCTORA, LO QUE LO HACE MÁS EFICIENTE	13

Agr	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS	Unidades (1 AÑO)	%iva	Precio Unitario sin IVA	Precio unitario con IVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
5	20	SU.PC.SANI.01.18.00.200014		EQ. URETERAL DRENAJE INTERNO DOBLE PIGTAIL C/ CATETER URETERAL RECTO-	Tipo de punta:pigtail;DIAMETRO DEL CATETER:[7-7];LONGITUD DEL CATETER: 26 cm;Período de permanencia:6 a 12 meses;	8	10%	33	36,3	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA,S.A.		CIP-100001956268-REF.175-273-01	CATÉTER HIDROFÍLICO, LO QUE LE CONFIERE MAYOR NAVEGABILIDAD POR EL URÉTER, MATERIAL MUY FLEXIBLE, MULTIPERFORADO, DISPONEMOS DE RESULTADOS CONTRATADOS DE SU LARGA DURACIÓN Y ADECUADA FLEXIBILIDAD, QUE LE CONFIERE CONFORTABILIDAD AL PACIENTE. SISTEMA DE LIBERACIÓN NO AUTOMÁTICO, LO QUE PERMITE SU MANEJO A VOLUNTAD DEL FACULTATIVO. LLEVA GUÍA INTRODUCTORA, LO QUE LO HACE MÁS EFICIENTE	20
6	21	SU.PC.SANI.01.18.01.001000		AGUJA TROCAR NEFROSTOMIA PERCUTANEA -DIAMETRO DE LA AGUJA:[17.5-17.5];LONGITUD DE LA AGUJA:[90-200);	DIÁMETRO ENTRE 17 Y 18. LONGITUD DE LA AGUJA DE APROXIMADAMENTE 20 CM	90	21%	7,181818	8,69	COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS S.A.		CIP-100001681786-REF.RAC018	DIÁMETRO 18 G Y LONGITUD 20 CM. OFERTA MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO DISPONER DE BUEN ORIFICIO DE PUNCIÓN, ABIERTO SOLAMENTE EN LA PUNTA	20
6	21	SU.PC.SANI.01.18.01.001000		AGUJA TROCAR NEFROSTOMIA PERCUTANEA -DIAMETRO DE LA AGUJA:[17.5-17.5];LONGITUD DE LA AGUJA:[90-200);	DIÁMETRO ENTRE 17 Y 18. LONGITUD DE LA AGUJA DE APROXIMADAMENTE 20 CM	90	21%	7,181818	8,69	GRIFOLS MOVACO, S.A.		CIP-100076449414-REF.530S120220	DIÁMETRO 18 G Y LONGITUD 22 CM. OFERTA MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO DISPONER DE BUEN ORIFICIO DE PUNCIÓN, ABIERTO SOLAMENTE EN LA PUNTA	20
6	22	SU.PC.SANI.01.18.01.001000		AGUJA TROCAR NEFROSTOMIA PERCUTANEA -DIAMETRO DE LA AGUJA:[22-22];LONGITUD DE LA AGUJA:[90-200);	DIÁMETRO ENTRE 21 Y 23. LONGITUD DE LA AGUJA DE APROXIMADAMENTE 20 CM	1075	21%	7,181818	8,69	COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS S.A.		CIP-100001681887-REF.RAC022	DIÁMETRO 18 G Y LONGITUD 20 CM. OFERTA MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO DISPONER DE BUEN ORIFICIO DE PUNCIÓN, ABIERTO SOLAMENTE EN LA PUNTA	20
6	22	SU.PC.SANI.01.18.01.001000		AGUJA TROCAR NEFROSTOMIA PERCUTANEA -DIAMETRO DE LA AGUJA:[22-22];LONGITUD DE LA AGUJA:[90-200);	DIÁMETRO ENTRE 21 Y 23. LONGITUD DE LA AGUJA DE APROXIMADAMENTE 20 CM	1075	21%	7,181818	8,69	GRIFOLS MOVACO, S.A.	OB	CIP-100031820922-REF.530S070220	DIÁMETRO 22 G Y LONGITUD 22 CM. OFERTA MULTIPERFORADA QUE NO ES ADECUADA PORQUE HACE QUE SE SALGA LA ANESTESIA O EL CONTRASTE QUE SE INTRODUCE PARA SU UTILIZACIÓN	5
6	22	SU.PC.SANI.01.18.01.001000		AGUJA TROCAR NEFROSTOMIA PERCUTANEA -DIAMETRO DE LA AGUJA:[22-22];LONGITUD DE LA AGUJA:[90-200);	DIÁMETRO ENTRE 21 Y 23. LONGITUD DE LA AGUJA DE APROXIMADAMENTE 20 CM	1075	21%	7,181818	8,69	GRIFOLS MOVACO, S.A.	V1	CIP-100032071150-REF.200S070220	DIÁMETRO 22 G Y LONGITUD 22 CM. OFERTA MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO AL DISPONER DE BUEN ORIFICIO DE PUNCIÓN, ABIERTO SOLAMENTE EN LA PUNTA	20
6	22	SU.PC.SANI.01.18.01.001000		AGUJA TROCAR NEFROSTOMIA PERCUTANEA -DIAMETRO DE LA AGUJA:[22-22];LONGITUD DE LA AGUJA:[90-200);	DIÁMETRO ENTRE 21 Y 23. LONGITUD DE LA AGUJA DE APROXIMADAMENTE 20 CM	1075	21%	7,181818	8,69	GRIFOLS MOVACO, S.A.	V2	CIP-100032069937-REF.201S070220	DIÁMETRO 22 G Y LONGITUD 22 CM. OFERTA QUE NO DISPONE DE CANAL DE TRABAJO PARA PODER INTRODUCIR GUÍAS	5
7	23	SU.PC.SANI.01.18.01.510000	B71768	EQ. PUNCION Y DRENAJE SUPRAPUBICO-Adhesivo:no;DIAMETRO DEL CATETER:[10-10];LONGITUD DEL CATETER:[0-40);		12	10%	38	41,8	COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS S.A.		CIP-100001653107-REF.AJ7112	SISTEMA DE PUNCIÓN MUY GRUESO AL USARSE POR FUERA DEL CATÉTER, Y POR ELLO MUCHO MÁS TRAUMÁTICO PARA EL PACIENTE. CATÉTER TIPO SONDA FOLEY EN SU PUNTA, LO QUE AUNQUE PERMITE BUENA SUJECCIÓN A LA VEJIGA, RESULTA MENOS CONFORTABLE PARA EL PACIENTE	5
7	23	SU.PC.SANI.01.18.01.510000	B71768	EQ. PUNCION Y DRENAJE SUPRAPUBICO-Adhesivo:no;DIAMETRO DEL CATETER:[10-10];LONGITUD DEL CATETER:[0-40);		12	10%	38	41,8	CARDINAL HEALTH SPAIN 511, S.L.		CIP-100001654016-REF.5040-02	SISTEMA DE PUNCIÓN MUY GRUESO AL USARSE POR FUERA DEL CATÉTER, Y POR ELLO MUCHO MÁS TRAUMÁTICO PARA EL PACIENTE. CATÉTER TIPO SONDA FOLEY EN SU PUNTA, LO QUE AUNQUE PERMITE BUENA SUJECCIÓN A LA VEJIGA, RESULTA MENOS CONFORTABLE PARA EL PACIENTE	5

Agr	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS	Unidades (1 AÑO)	%iva	Precio Unitario sin IVA	Precio unitario con IVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
7	23	SU.PC.SANI.01.18.01.510000	B71768	EQ. PUNCION Y DRENAJE SUPRAPUBICO-Adhesivo:no;DIAMETRO DEL CATETER:[10-10];LONGITUD DEL CATETER:[0-40);		12	10%	38	41,8	COOK ESPAÑA, S.A.		CIP-100115847676-REF.UMCP-10-30	SISTEMA DE PUNCIÓN FINO AL USARSE POR DENTRO DEL CATÁTER, Y POR ELLO MUCHO MENOS TRAUMÁTICO PARA EL PACIENTE. CATÉTER TIPO MALLECOT EN SU PUNTA, LO QUE PERMITE BUENA SUJECCIÓN A LA VEJIGA CON MAYOR CONFORTABILIDAD DEL PACIENTE	20
7	24	SU.PC.SANI.01.18.01.510000	C41906	EQ. PUNCION Y DRENAJE SUPRAPUBICO-Adhesivo:no;DIAMETRO DEL CATETER:[12-12];LONGITUD DEL CATETER:[0-40);		36	10%	50	55	COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS S.A.		CIP-100001653703-REF.AJ7115	SISTEMA DE PUNCIÓN MUY GRUESO AL USARSE POR FUERA DEL CATÉTER, Y POR ELLO MUCHO MÁS TRAUMÁTICO PARA EL PACIENTE. CATÉTER TIPO SONDA FOLEY EN SU PUNTA, LO QUE AUNQUE PERMITE BUENA SUJECCIÓN A LA VEJIGA, RESULTA MENOS CONFORTABLE PARA EL PACIENTE	5
7	24	SU.PC.SANI.01.18.01.510000	C41906	EQ. PUNCION Y DRENAJE SUPRAPUBICO-Adhesivo:no;DIAMETRO DEL CATETER:[12-12];LONGITUD DEL CATETER:[0-40);		36	10%	50	55	CARDINAL HEALTH SPAIN 511, S.L.		CIP-100001654410-REF.5046-02	SISTEMA DE PUNCIÓN MUY GRUESO AL USARSE POR FUERA DEL CATÉTER, Y POR ELLO MUCHO MÁS TRAUMÁTICO PARA EL PACIENTE. CATÉTER TIPO SONDA FOLEY EN SU PUNTA, LO QUE AUNQUE PERMITE BUENA SUJECCIÓN A LA VEJIGA, RESULTA MENOS CONFORTABLE PARA EL PACIENTE	5
7	24	SU.PC.SANI.01.18.01.510000	C41906	EQ. PUNCION Y DRENAJE SUPRAPUBICO-Adhesivo:no;DIAMETRO DEL CATETER:[12-12];LONGITUD DEL CATETER:[0-40);		36	10%	50	55	COOK ESPAÑA, S.A.		CIP-100115858485-REF.UMCP-12-30	SISTEMA DE PUNCIÓN FINO AL USARSE POR DENTRO DEL CATÁTER, Y POR ELLO MUCHO MENOS TRAUMÁTICO PARA EL PACIENTE. CATÉTER TIPO MALLECOT EN SU PUNTA, LO QUE PERMITE BUENA SUJECCIÓN A LA VEJIGA CON MAYOR CONFORTABILIDAD DEL PACIENTE	20
8	25	SU.PC.SANI.01.18.05.000002		SONDA MEDICION URODINAMICA PUNTA CILINDRICA 2 VIAS-Tecnica de medición:cistometría;DIAMETRO DE LA SONDA:[6-6];LONGITUD DE LA SONDA:[0-150);	DIÁMETRO DE LA SONDA 6F. LONGITUD DE LA SONDA ENTRE 65 Y 100 CM	110	21%	10,2	12,342	MEDICINA Y MERCADO, S.L.		CIP-100001930105-REF.MMS 5716	LA OFERTA ES MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	20
8	26	SU.PC.SANI.01.18.05.000002		SONDA MEDICION URODINAMICA PUNTA CILINDRICA 2 VIAS-Tecnica de medición:cistometría;DIAMETRO DE LA SONDA:[6-6];LONGITUD DE LA SONDA:[0-150);	DIÁMETRO DE LA SONDA 6F. LONGITUD DE LA SONDA ENTRE 20 Y 50 CM	20	21%	10,2	12,342	MEDICINA Y MERCADO, S.L.		CIP-100115463890-REF.MMS 5717	LA OFERTA ES MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	20
8	27	SU.PC.SANI.01.18.05.000002		SONDA MEDICION URODINAMICA PUNTA CILINDRICA 2 VIAS-Tecnica de medición:cistometría;DIAMETRO DE LA SONDA:[8-8];LONGITUD DE LA SONDA:[0-150);	DIÁMETRO DE LA SONDA 8F.LONGITUD DE LA SONDA ENTRE 65 Y 100 CM	630	21%	9,8	11,858	MEDICINA Y MERCADO, S.L.		CIP-100001930206-REF.MMS 5702	LA OFERTA ES MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	20
	28	SU.PC.SANI.01.18.05.021000		SONDA MEDICION URODINAMICA PUNTA TIEMMAN 3 VIAS-Tecnica de medición:cistometría;DIAMETRO DE LA SONDA:[7-7];LONGITUD DE LA SONDA:[0-150);	DIÁMETRO DE LA SONDA 7F.LONGITUD DE LA SONDA ENTRE 65 Y 100 CM	30	21%	50,62523	61,25653					

Agr	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS	Unidades (1 AÑO)	%iva	Precio Unitario sin IVA	Precio unitario con IVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
	29	SU.PC.SANI.01.18.05.220000		SONDA MEDICION URODINAMICA RECTAL CON BALON 1 VIA-Tecnica de medición:cistometría;DIAMETRO DE LA SONDA:[4.5-4.5];LONGITUD DE LA SONDA:[150-300);	PARA CISTROMANOMETRÍA DIÁMETRO DE LA SONDA ENTRE 4 Y 5. LONGITUD DE LA SONDA MAYOR A 150 CM	675	21%	6,8	8,228	MEDICINA Y MERCADO, S.L.		CIP-100003150321-REF.MMS5415I	LA OFERTA ES MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	20
	30	SU.PC.SANI.01.18.05.501000	E37866	EQ. BOMBA PERFUSION URODINAMICA-EQUIPO ASOCIADO:solar, alpha, libra;		50	21%	14	16,94	MEDICINA Y MERCADO, S.L.		CIP-100001927871-REF.OBS-275/C	LA OFERTA ES MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	20
	31	SU.PC.SANI.01.18.10.001000		EQ. IRRIGACION UROLOGICA EN Y		2303	21%	1,501	1,81621	PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.		CIP-100133599780-REF.107.1211	EL DISPOSITIVO DE PRESIÓN ES DEMASIADO LAXO, LO QUE DIFICULTA LA RELIZACIÓN DE ADECUADA PRESIÓN	7
	31	SU.PC.SANI.01.18.10.001000		EQ. IRRIGACION UROLOGICA EN Y		2303	21%	1,501	1,81621	IHT MEDICAL, S.A.		CIP-100133775364-REF.0102161 (30575)	EL DISPOSITIVO DE PRESIÓN ES DEMASIADO RÍGIDO, LO QUE DIFICULTA LA RELIZACIÓN DE ADECUADA PRESIÓN	7
	31	SU.PC.SANI.01.18.10.001000		EQ. IRRIGACION UROLOGICA EN Y		2303	21%	1,501	1,81621	LABORATORIOS CAIR ESPAÑA, S.L.U.		CIP-100098173146-REF.TI3002	EL DISPOSITIVO DE PRESIÓN ES DE FIRMEZA CORRECTA, LO QUE PERMITE LA RELIZACIÓN DE ADECUADA PRESIÓN	20
	31	SU.PC.SANI.01.18.10.001000		EQ. IRRIGACION UROLOGICA EN Y		2303	21%	1,501	1,81621	BEXEN MEDICAL OIARSO S.COOP		CIP-100022110144-REF.091.02	EL DISPOSITIVO DE PRESIÓN ES DE FIRMEZA CORRECTA, LO QUE PERMITE LA RELIZACIÓN DE ADECUADA PRESIÓN	20
	32	SU.PC.SANI.01.18.11.200000	B57049	IMPLANTE INYECTABLE ACIDO HIALURONICO P/INCONTINENCIA-CAPACIDAD DE LA JERINGA:[1-1];		5	10%	561	617,1	PRESURGY, S.L.		CIP-100096893813-REF.DXL5010	LA OFERTA ES ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	20
	32	SU.PC.SANI.01.18.11.200000	B57049	IMPLANTE INYECTABLE ACIDO HIALURONICO P/INCONTINENCIA-CAPACIDAD DE LA JERINGA:[1-1];		5	10%	561	617,1	GRIFOLS MOVACO, S.A.		CIP-100130673230-REF.11495	LA OFERTA ES ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	20
	33	SU.PC.SANI.01.18.15.100000		SOLUCION PARA IRRIGACION NaCl 0.9% 3000ml-CAPACIDAD:[3000-6000];Bolsa exterior estéril.:si;	CAPACIDAD 3 LITROS. CON BOLSA EXTERIOR ESTÉRIL	31840	21%	2,1	2,541	LAPHYSAN, S.A.U.		CIP-100134505641-REF.06423000	LA OFERTA ES ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	20
	33	SU.PC.SANI.01.18.15.100000		SOLUCION PARA IRRIGACION NaCl 0.9% 3000ml-CAPACIDAD:[3000-6000];Bolsa exterior estéril.:si;	CAPACIDAD 3 LITROS. CON BOLSA EXTERIOR ESTÉRIL	31840	21%	2,1	2,541	BAXTER, S.L.		CIP-100001696232-REF.AECCB7127S	LA OFERTA ES ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	20
	34	SU.PC.SANI.01.18.15.100005		SOLUCION PARA IRRIGACION AGUA NO ISOTONICA 3000ml-CAPACIDAD:[3000-6000];Bolsa exterior estéril.:si;	CAPACIDAD 3 LITROS. CON BOLSA EXTERIOR ESTÉRIL	626	21%	2,1	2,541	BAXTER, S.L.		CIP-100001718264-REF.AECCB7117S	LA OFERTA ES ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	20
	35	SU.PC.SANI.01.18.20.000006	B49469	ADAPTADOR DE LUER-LOCK A BOLSA - GC		550	21%	4,1	4,961	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	OB	CIP-100009272551-REF.BDQ0305/DQ0305	LONGITUD MUY CORTA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	5

Agr	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS	Unidades (1 AÑO)	%iva	Precio Unitario sin IVA	Precio unitario con IVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
	35	SU.PC.SANI.01.18.20.000006	B49469	ADAPTADOR DE LUER-LOCK A BOLSA - GC		550	21%	4,1	4,961	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	V1	CIP-100009272652-REF.BDQ0325/DQ0325	LONGITUD ADECUADA Y AUSENCIA DE LLAVE DE PASO, AMBAS CARACTERÍSTICAS LE CONFIEREN MAYOR CONFORTABILIDAD AL PACIENTE, LO QUE ES IMPORTANTE DADO QUE EL ADAPTADOR QUEDA POR FUERA DE SU ESPALDA	20
	35	SU.PC.SANI.01.18.20.000006	B49469	ADAPTADOR DE LUER-LOCK A BOLSA - GC		550	21%	4,1	4,961	PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.		CIP-100133793649-REF.307.3886	LONGITUD ADECUADA PERO DISPONE DE LLAVE DE PASO, LO QUE LE CONFIERE MENOR CONFORTABILIDAD AL PACIENTE, CON MÁS RIESGO DE ÚLCERAS POR DECÚBITO PUES EL ADAPTADOR QUEDA POR FUERA DE SU ESPALDA	13
	35	SU.PC.SANI.01.18.20.000006	B49469	ADAPTADOR DE LUER-LOCK A BOLSA - GC		550	21%	4,1	4,961	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA,S.A.		CIP-100003301659-REF.740-120	LONGITUD MUY CORTA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	5
	36	SU.PC.SANI.01.18.99.000003	B63568	EQ. INSTILACION VESICAL - GC	CIRCUITO CERRADO DE INSTILACIÓN DE QUIMIOTERAPIA ENDOVESICAL	140	21%	8,5	10,285					
	37	SU.PC.SANI.01.18.99.100001	F28866	GUIA AGUJA PUNCION/BIOPSIA PARA SONDA TRANSDUCTOR RECTAL-Eq. compatible:GE E72, E721, E8C, E8C-RS, E8CS, IC5-9-D, IC5-9H, MTZ;		3	21%	671,4876	812,5					
	38	SU.PC.SANI.01.18.99.100001	E67475	GUIA AGUJA PUNCION/BIOPSIA PARA SONDA TRANSDUCTOR RECTAL-Eq. compatible:Toshiba PVF-621VT, PVF-641VT, PVF-651VT, PVG-601V, PVM-651VT, PVN-661VT, PVT-661VT, PVQ-641V and Siemens EC9-4 (ACUSON S2000™ y SONOLINE Antares;		396	21%	11,75	14,2175					
	39	SU.PC.SANI.01.18.00.200013	E85714	EQ. URETERAL DRENAJE INTERNO DOBLE PIGTAIL-Tipo de punta:abierta;DIAMETRO DEL CATETER:[4.8-4.8];LONGITUD DEL CATETER:[0-40);Período de permanencia:6 a 12 meses;	LONGITUD MÁXIMA 20 CM	105	10%	47,6636	52,42996	COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS S.A.		CIP-100003203265-REF.ACB550	CATÉTER NO HIDROFÍLICO, MATERIAL FLEXIBLE, MULTIPERFORADO, DISPONEMOS DE RESULTADOS CONTRATADOS DE SU LARGA DURACIÓN PERO CON MENOR FLEXIBILIDAD QUE LA OFERTA DE BOSTON, QUE LE CONFIERE MENOR CONFORTABILIDAD AL PACIENTE. SISTEMA DE LIBERACIÓN AUTOMÁTICO E INDEPENDIENTE, LO QUE PERMITE SU MANEJO A VOLUNTAD DEL FACULTATIVO. LLEVA GUÍA INTRODUCTORA, LO QUE LO HACE MÁS EFICIENTE. LONGITUD DE 12 CM, MENOS ADECUADA PARA TRANSPLANTES QUE SE PRECISA DE AL MENOS 16	7
	39	SU.PC.SANI.01.18.00.200013	E85714	EQ. URETERAL DRENAJE INTERNO DOBLE PIGTAIL-Tipo de punta:abierta;DIAMETRO DEL CATETER:[4.8-4.8];LONGITUD DEL CATETER:[0-40);Período de permanencia:6 a 12 meses;	LONGITUD MÁXIMA 20 CM	105	10%	47,6636	52,42996	IZASA HOSPITAL, S.L.U.		CIP-100133885072-REF.107EP-414720	DIÁMETRO DE 4,7, LUEGO NO CUMPLE PPT	-

Agr	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS	Unidades (1 AÑO)	%iva	Precio Unitario sin IVA	Precio unitario con IVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
	39	SU.PC.SANI.01.18.00.200013	E85714	EQ. URETERAL DRENAJE INTERNO DOBLE PIGTAIL-Tipo de punta:abierta;DIAMETRO DEL CATETER:[4.8-4.8];LONGITUD DEL CATETER:[0-40);Período de permanencia:6 a 12 meses;	LONGITUD MÁXIMA 20 CM	105	10%	47,6636	52,42996	TELEFLEX MEDICAL, S.A.U.		CIP-100001728669-REF.334760-000048	CATÉTER NO HIDROFÍLICO, MATERIAL FLEXIBLE, MULTIPERFORADO, DISPONEMOS DE RESULTADOS CONTRATADOS DE SU LARGA DURACIÓN PERO CON MENOR FLEXIBILIDAD QUE LA OFERTA DE BOSTON, QUE LE CONFIERE MENOR CONFORTABILIDAD AL PACIENTE. SISTEMA DE LIBERACIÓN AUTOMÁTICO E INDEPENDIENTE, LO QUE PERMITE SU MANEJO A VOLUNTAD DEL FACULTATIVO. LLEVA GUÍA INTRODUCTORA, LO QUE LO HACE MÁS EFICIENTE. LONGITUD DE 20 CM, MENOS ADECUADA PARA TRANSPLANTES QUE SE PRECISA DE APROXIMADAMENTE 16 CM	13
	39	SU.PC.SANI.01.18.00.200013	E85714	EQ. URETERAL DRENAJE INTERNO DOBLE PIGTAIL-Tipo de punta:abierta;DIAMETRO DEL CATETER:[4.8-4.8];LONGITUD DEL CATETER:[0-40);Período de permanencia:6 a 12 meses;	LONGITUD MÁXIMA 20 CM	105	10%	47,6636	52,42996	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA,S.A.	OB	CIP-100002042935-REF.175-250-05	CATÉTER HIDROFÍLICO, LO QUE LE CONFIERE MAYOR NAVEGABILIDAD POR EL URÉTER, MATERIAL MUY FLEXIBLE, MULTIPERFORADO, DISPONEMOS DE RESULTADOS CONTRATADOS DE SU LARGA DURACIÓN Y ADECUADA FLEXIBILIDAD, QUE LE CONFIERE CONFORTABILIDAD AL PACIENTE. SISTEMA DE LIBERACIÓN NO AUTOMÁTICO, LO QUE PERMITE SU MANEJO A VOLUNTAD DEL FACULTATIVO. LLEVA GUÍA INTRODUCTORA, LO QUE LO HACE MÁS EFICIENTE. LONGITUD 20 CM, LA MÁS ADECUADA PARA TRANSPLANTES ES LA DE 16	13
	39	SU.PC.SANI.01.18.00.200013	E85714	EQ. URETERAL DRENAJE INTERNO DOBLE PIGTAIL-Tipo de punta:abierta;DIAMETRO DEL CATETER:[4.8-4.8];LONGITUD DEL CATETER:[0-40);Período de permanencia:6 a 12 meses;	LONGITUD MÁXIMA 20 CM	105	10%	47,6636	52,42996	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA,S.A.	V1	CIP-100133892942-REF.M006175196050	CATÉTER HIDROFÍLICO, LO QUE LE CONFIERE MAYOR NAVEGABILIDAD POR EL URÉTER, MATERIAL MUY FLEXIBLE, MULTIPERFORADO, DISPONEMOS DE RESULTADOS CONTRATADOS DE SU LARGA DURACIÓN Y ADECUADA FLEXIBILIDAD, QUE LE CONFIERE CONFORTABILIDAD AL PACIENTE. SISTEMA DE LIBERACIÓN NO AUTOMÁTICO, LO QUE PERMITE SU MANEJO A VOLUNTAD DEL FACULTATIVO. LLEVA GUÍA INTRODUCTORA, LO QUE LO HACE MÁS EFICIENTE. LONGITUD 20 CM, LA MÁS ADECUADA PARA TRANSPLANTES ES LA DE 16	13
	39	SU.PC.SANI.01.18.00.200013	E85714	EQ. URETERAL DRENAJE INTERNO DOBLE PIGTAIL-Tipo de punta:abierta;DIAMETRO DEL CATETER:[4.8-4.8];LONGITUD DEL CATETER:[0-40);Período de permanencia:6 a 12 meses;	LONGITUD MÁXIMA 20 CM	105	10%	47,6636	52,42996	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA,S.A.	V2	CIP-100070147064-REF.M006175197050	CATÉTER HIDROFÍLICO, LO QUE LE CONFIERE MAYOR NAVEGABILIDAD POR EL URÉTER, MATERIAL MUY FLEXIBLE, MULTIPERFORADO, DISPONEMOS DE RESULTADOS CONTRATADOS DE SU LARGA DURACIÓN Y ADECUADA FLEXIBILIDAD, QUE LE CONFIERE CONFORTABILIDAD AL PACIENTE. SISTEMA DE LIBERACIÓN NO AUTOMÁTICO, LO QUE PERMITE SU MANEJO A VOLUNTAD DEL FACULTATIVO. LLEVA GUÍA INTRODUCTORA, LO QUE LO HACE MÁS EFICIENTE. LONGITUD 20 CM, LA MÁS ADECUADA PARA TRANSPLANTES ES LA DE 16	13
	39	SU.PC.SANI.01.18.00.200013	E85714	EQ. URETERAL DRENAJE INTERNO DOBLE PIGTAIL-Tipo de punta:abierta;DIAMETRO DEL CATETER:[4.8-4.8];LONGITUD DEL CATETER:[0-40);Período de permanencia:6 a 12 meses;	LONGITUD MÁXIMA 20 CM	105	10%	47,6636	52,42996	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA,S.A.	V3	CIP-100133902852-REF.M006175198050	CATÉTER HIDROFÍLICO, LO QUE LE CONFIERE MAYOR NAVEGABILIDAD POR EL URÉTER, MATERIAL MUY FLEXIBLE, MULTIPERFORADO, DISPONEMOS DE RESULTADOS CONTRATADOS DE SU LARGA DURACIÓN Y ADECUADA FLEXIBILIDAD, QUE LE CONFIERE CONFORTABILIDAD AL PACIENTE. SISTEMA DE LIBERACIÓN NO AUTOMÁTICO, LO QUE PERMITE SU MANEJO A VOLUNTAD DEL FACULTATIVO. LLEVA GUÍA INTRODUCTORA, LO QUE LO HACE MÁS EFICIENTE. LONGITUD 16 CM, QUE LA MÁS ADECUADA PARA TRANSPLANTES	20

Agr	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS	Unidades (1 AÑO)	%iva	Precio Unitario sin IVA	Precio unitario con IVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
	40	SU.PC.SANI.01.18.00.200016	B66228	EQ. URETERAL DRENAJE INTERNO DOBLE PIGTAIL METALICO-Tipo de punta:pigtail;DIAMETRO DEL CATETER:[6-6];LONGITUD DEL CATETER:[0-40);Período de permanencia:6 a 12 meses;		3	10%	906,5364	997,19	COOK ESPAÑA, S.A.		CIP-100014907488-REF.RMS-060028-R	LA OFERTA ES ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	20
	41	SU.PC.SANI.01.18.00.900001	E57150	CAT. URETEROCUTANEOSTOMIA-DIAMETRO DEL CATETER:[11-11];LONGITUD DEL CATETER:[0-40);Nº Orific. Laterales:[3-3];Período de permanencia:6 a 12 meses;		10	10%	132	145,2					
	42	SU.PC.SANI.01.18.00.900001	E34218	CAT. URETEROCUTANEOSTOMIA-DIAMETRO DEL CATETER:[4.2-4.2];LONGITUD DEL CATETER:[0-40);Nº Orific. Laterales:[14-14];Período de permanencia:1 a 3 meses;		30	10%	24,46	26,906	TELEFLEX MEDICAL, S.A.U.		CIP-100031821336-REF.850275-000042	LA OFERTA ES ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	20
	43	SU.PC.SANI.01.18.01.060000		CATETER NEFROSTOMIA PERCUTANEA PIGTAIL-Tipo de punta:pigtail;DIAMETRO DEL CATETER:[8-9);LONGITUD DEL CATETER:[0-40);Período de permanencia:6 a 12 meses;	PUNTA PIGTAIL. DIÁMETRO DE 8 A 9F. PERÍODO DE PERMANENCIA SUPERIOR A 6 MESES. LONGITUD IGUAL O MAYOR A 30 CM	240	21%	31,65	38,2965	COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS S.A.		CIP-100001685625-REF.RCJ008	EL CATÉTER ES DE BUENA CALIDAD, SU LONGITUD ES DE 30 CM, INFERIOR AL DE OTRAS OFERTAS, LO QUE LO HACE MÁS ADECUADO PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	20
	43	SU.PC.SANI.01.18.01.060000		CATETER NEFROSTOMIA PERCUTANEA PIGTAIL-Tipo de punta:pigtail;DIAMETRO DEL CATETER:[8-9);LONGITUD DEL CATETER:[0-40);Período de permanencia:6 a 12 meses;	PUNTA PIGTAIL. DIÁMETRO DE 8 A 9F. PERÍODO DE PERMANENCIA SUPERIOR A 6 MESES. LONGITUD IGUAL O MAYOR A 30 CM	240	21%	31,65	38,2965	IZASA HOSPITAL, S.L.U.		CIP-100133874667-REF.107RP-410850	LA LONGITUD ES 24 CM LUEGO NO CUMPLE PPT	-
	43	SU.PC.SANI.01.18.01.060000		CATETER NEFROSTOMIA PERCUTANEA PIGTAIL-Tipo de punta:pigtail;DIAMETRO DEL CATETER:[8-9);LONGITUD DEL CATETER:[0-40);Período de permanencia:6 a 12 meses;	PUNTA PIGTAIL. DIÁMETRO DE 8 A 9F. PERÍODO DE PERMANENCIA SUPERIOR A 6 MESES. LONGITUD IGUAL O MAYOR A 30 CM	240	21%	31,65	38,2965	GRIFOLS MOVACO, S.A.		CIP-100001683504-REF.1591-0500	EL CATÉTER ES DE BUENA CALIDAD, AUNQUE SU LONGITUD ES DE 40 CM, SUPERIOR AL DE OTRAS OFERTAS, LO QUE LO HACE MENOS ADECUADO PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	13
	43	SU.PC.SANI.01.18.01.060000		CATETER NEFROSTOMIA PERCUTANEA PIGTAIL-Tipo de punta:pigtail;DIAMETRO DEL CATETER:[8-9);LONGITUD DEL CATETER:[0-40);Período de permanencia:6 a 12 meses;	PUNTA PIGTAIL. DIÁMETRO DE 8 A 9F. PERÍODO DE PERMANENCIA SUPERIOR A 6 MESES. LONGITUD IGUAL O MAYOR A 30 CM	240	21%	31,65	38,2965	PALEX MEDICAL, S.A.		CIP-100001687049-REF.55224080	EL CATÉTER ES DE BUENA CALIDAD, SU LONGITUD ES DE 30 CM, INFERIOR AL DE OTRAS OFERTAS, LO QUE LO HACE MÁS ADECUADO PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	20
	43	SU.PC.SANI.01.18.01.060000		CATETER NEFROSTOMIA PERCUTANEA PIGTAIL-Tipo de punta:pigtail;DIAMETRO DEL CATETER:[8-9);LONGITUD DEL CATETER:[0-40);Período de permanencia:6 a 12 meses;	PUNTA PIGTAIL. DIÁMETRO DE 8 A 9F. PERÍODO DE PERMANENCIA SUPERIOR A 6 MESES. LONGITUD IGUAL O MAYOR A 30 CM	240	21%	31,65	38,2965	TELEFLEX MEDICAL, S.A.U.		CIP-100001687847-REF.340056-000000	LA LONGITUD ES DE 24 CM, LUEGO NO CUMPLE PPT	-

Agr	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS	Unidades (1 AÑO)	%iva	Precio Unitario sin IVA	Precio unitario con IVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
	43	SU.PC.SANI.01.18.01.060000		CATETER NEFROSTOMIA PERCUTANEA PIGTAIL-Tipo de punta:pigtail;DIAMETRO DEL CATETER:[8-9];LONGITUD DEL CATETER:[0-40];Período de permanencia:6 a 12 meses;	PUNTA PIGTAIL. DIÁMETRO DE 8 A 9F. PERÍODO DE PERMANENCIA SUPERIOR A 6 MESES. LONGITUD IGUAL O MAYOR A 30 CM	240	21%	31,65	38,2965	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA,S.A.	OB	CIP-100002207002-REF.410-204	LA LONGITUD ES DE 26 CM, LUEGO NO CUMPLE PPT	-
	43	SU.PC.SANI.01.18.01.060000		CATETER NEFROSTOMIA PERCUTANEA PIGTAIL-Tipo de punta:pigtail;DIAMETRO DEL CATETER:[8-9];LONGITUD DEL CATETER:[0-40];Período de permanencia:6 a 12 meses;	PUNTA PIGTAIL. DIÁMETRO DE 8 A 9F. PERÍODO DE PERMANENCIA SUPERIOR A 6 MESES. LONGITUD IGUAL O MAYOR A 30 CM	240	21%	31,65	38,2965	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA,S.A.	V1	CIP-100002207204-REF.410-111	LA LONGITUD ES DE 26,5 CM, LUEGO NO CUMPLE PPT	-
	44	SU.PC.SANI.01.18.01.100002		EQ. NEFROSTOMIA PUNCION DIRECTA CAT. PIGTAIL-Tipo de punta:abierta, un pigtail;DIAMETRO DEL CATETER:[10-10];LONGITUD DEL CATETER:[0-40];Período de permanencia:1 a 3 meses;	PUNTA PIGTAIL. DIÁMETRO DE 10 A 11F. PERÍODO DE PERMANENCIA ENTRE 1 Y 3 MESES	10	21%	110	133,1	COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS S.A.		CIP-100007121039-REF.RJD110	LA OFERTA ES ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	20
	45	SU.PC.SANI.01.18.01.300000		EQ. NEFROSTOMIA PERCUTANEA CATETER C/ BALON-DIAMETRO DEL CATETER:[6.0-6.9];LONGITUD DEL CATETER:[50-75];	DIÁMETRO DEL CATÉTER ENTRE 6 Y 7F. DIÁMETRO DEL BALÓN DE 10 F. LONGITUD DEL CATÉTER MAYOR A 50 CM	15	21%	227	274,67	COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS S.A.		CIP-100133645351-REF.RSA210	LA OFERTA NO CUMPLE PPT AL NO DISPONER DE BALÓN	-
	45	SU.PC.SANI.01.18.01.300000		EQ. NEFROSTOMIA PERCUTANEA CATETER C/ BALON-DIAMETRO DEL CATETER:[6.0-6.9];LONGITUD DEL CATETER:[50-75];	DIÁMETRO DEL CATÉTER ENTRE 6 Y 7F. DIÁMETRO DEL BALÓN DE 10 F. LONGITUD DEL CATÉTER MAYOR A 50 CM	15	21%	227	274,67	COOK ESPAÑA, S.A.		CIP-100011397525-REF.UNBS-10-15	DISPONE DE JERINGA DE PRESIÓN MENOS MANEJABLE QUE LA OFERTA DE BOSTON, CATÉTER DE 55 CM DE ADECUADA LONGITUD Y FIRMEZA, LA LONGITUD DEL BALÓN ES DE 15 CM, ADECUADO PARA EL USO EN PERSONAS OBESAS, POR LO CUAL ES MENOS ÚTIL QUE LA OTRA OFERTA DE ESTA MISMA EMPRESA EN LA PRÁCTICA HABITUAL, VAINA DE ACCESO OPACA, LO QUE ES MÁS ADECUADO QUE TRANSPARENTE PORQUE PERMITE VISUALIZAR ÚNICAMENTE EL CAMPO DE TRABAJO	7
	45	SU.PC.SANI.01.18.01.300000		EQ. NEFROSTOMIA PERCUTANEA CATETER C/ BALON-DIAMETRO DEL CATETER:[6.0-6.9];LONGITUD DEL CATETER:[50-75];	DIÁMETRO DEL CATÉTER ENTRE 6 Y 7F. DIÁMETRO DEL BALÓN DE 10 F. LONGITUD DEL CATÉTER MAYOR A 50 CM	15	21%	227	274,67	PALEX MEDICAL, S.A.		CIP-100116419250-REF.996081	DISPONE DE JERINGA DE PRESIÓN MENOS MANEJABLE QUE LA OFERTA DE BOSTON, CATÉTER DE 55 CM DE ADECUADA LONGITUD Y FIRMEZA, LA LONGITUD DEL BALÓN ES DE 15 CM, ADECUADO PARA EL USO EN PERSONAS OBESAS, POR LO CUAL ES MENOS ÚTIL QUE LA OTRA OFERTA DE ESTA MISMA EMPRESA EN LA PRÁCTICA HABITUAL, VAINA DE ACCESO OPACA, LO QUE ES MÁS ADECUADO QUE TRANSPARENTE PORQUE PERMITE VISUALIZAR ÚNICAMENTE EL CAMPO DE TRABAJO	7
	45	SU.PC.SANI.01.18.01.300000		EQ. NEFROSTOMIA PERCUTANEA CATETER C/ BALON-DIAMETRO DEL CATETER:[6.0-6.9];LONGITUD DEL CATETER:[50-75];	DIÁMETRO DEL CATÉTER ENTRE 6 Y 7F. DIÁMETRO DEL BALÓN DE 10 F. LONGITUD DEL CATÉTER MAYOR A 50 CM	15	21%	227	274,67	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA,S.A.	OB	CIP-100003355492-REF.210-118	DISPONE DE JERINGA DE PRESIÓN MUY MANEJABLE, CATÉTER DE 55 CM DE ADECUADA LONGITUD Y FIRMEZA, LA LONGITUD DEL BALÓN ES DE 12 CM, ADECUADA PARA LA PRÁCTICA HABITUAL DE PERSONAS NO OBESAS, VAINA DE ACCESO OPACA, LO QUE ES MÁS ADECUADO QUE TRANSPARENTE PORQUE PERMITE VISUALIZAR ÚNICAMENTE EL CAMPO DE TRABAJO	20

Agr	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS	Unidades (1 AÑO)	%iva	Precio Unitario sin IVA	Precio unitario con IVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
	45	SU.PC.SANI.01.18.01.300000		EQ. NEFROSTOMIA PERCUTANEA CATETER C/ BALON-DIAMETRO DEL CATETER:[6.0-6.9];LONGITUD DEL CATETER:[50-75];	DIÁMETRO DEL CATÉTER ENTRE 6 Y 7F. DIÁMETRO DEL BALÓN DE 10 F. LONGITUD DEL CATÉTER MAYOR A 50 CM	15	21%	227	274,67	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA,S.A.	V1	CIP-100077349506-REF.210-164	DISPONE DE JERINGA DE PRESIÓN MUY MANEJABLE, CATÉTER DE 55 CM DE ADECUADA LONGITUD Y FIRMEZA, LA LONGITUD DEL BALÓN ES DE 15 CM, ADECUADO PARA EL USO EN PERSONAS OBESAS, POR LO CUAL ES MENOS ÚTIL QUE LA OTRA OFERTA DE ESTA MISMA EMPRESA EN LA PRÁCTICA HABITUAL, VAINA DE ACCESO OPACA, LO QUE ES MÁS ADECUADO QUE TRANSPARENTE PORQUE PERMITE VISUALIZAR ÚNICAMENTE EL CAMPO DE TRABAJO	7
	46	SU.PC.SANI.01.18.01.300000		EQ. NEFROSTOMIA PERCUTANEA CATETER C/ BALON-DIAMETRO DEL CATETER:[6.0-6.9];LONGITUD DEL CATETER:[50-75];	DIÁMETRO DEL CATÉTER ENTRE 6 Y 7F. DIÁMETRO DEL BALÓN DE 6 F. LONGITUD DEL CATÉTER MAYOR A 50 CM	1	21%	227	274,67	COOK ESPAÑA, S.A.		CIP-100011404900-REF.UNBS-6-15	LA OFERTA ES ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	20
	47	SU.PC.SANI.01.18.01.300000		EQ. NEFROSTOMIA PERCUTANEA CATETER C/ BALON-DIAMETRO DEL CATETER:[6.0-6.9];LONGITUD DEL CATETER:[50-75];	DIÁMETRO DEL CATÉTER ENTRE 6 Y 7F. DIÁMETRO DEL BALÓN DE 8 F. LONGITUD DEL CATÉTER MAYOR A 50 CM	1	21%	227	274,67	COOK ESPAÑA, S.A.		CIP-100011405011-REF.UNBS-8-15	DISPONE DE JERINGA DE PRESIÓN MENOS MANEJABLE QUE LA OFERTA DE BOSTON, CATÉTER DE 55 CM DE ADECUADA LONGITUD Y FIRMEZA, LA LONGITUD DEL BALÓN ES DE 15 CM, ADECUADO PARA EL USO EN PERSONAS OBESAS, POR LO CUAL ES MENOS ÚTIL QUE LA OTRA OFERTA DE ESTA MISMA EMPRESA EN LA PRÁCTICA HABITUAL, VAINA DE ACCESO OPACA, LO QUE ES MÁS ADECUADO QUE TRANSPARENTE PORQUE PERMITE VISUALIZAR ÚNICAMENTE EL CAMPO DE TRABAJO	7
	47	SU.PC.SANI.01.18.01.300000		EQ. NEFROSTOMIA PERCUTANEA CATETER C/ BALON-DIAMETRO DEL CATETER:[6.0-6.9];LONGITUD DEL CATETER:[50-75];	DIÁMETRO DEL CATÉTER ENTRE 6 Y 7F. DIÁMETRO DEL BALÓN DE 8 F. LONGITUD DEL CATÉTER MAYOR A 50 CM	1	21%	227	274,67	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA,S.A.		CIP-100077339505-REF.210-160	DISPONE DE JERINGA DE PRESIÓN MUY MANEJABLE, CATÉTER DE 55 CM DE ADECUADA LONGITUD Y FIRMEZA, LA LONGITUD DEL BALÓN ES DE 12 CM, ADECUADA PARA EL USOADECUADA PARA LA PRÁCTICA HABITUAL DE PERSONAS NO OBESAS, VAINA DE ACCESO OPACA, LO QUE ES MÁS ADECUADO QUE TRANSPARENTE PORQUE PERMITE VISUALIZAR ÚNICAMENTE EL CAMPO DE TRABAJO	20
	48	SU.PC.SANI.01.18.01.510000	C32680	EQ. PUNCION Y DRENAJE SUPRAPUBICO-Adhesivo:si;DIAMETRO DEL CATETER:[15-15];LONGITUD DEL CATETER:[40-80];		14	10%	38	41,8	CARDINAL HEALTH SPAIN 511, S.L.		CIP-100027309057-REF.5050-02	EL DIÁMETRO ES DE 14 F, LUEGO NO CUMPLE PPT AL SOLICITARSE DE 15 F	-
	48	SU.PC.SANI.01.18.01.510000	C32680	EQ. PUNCION Y DRENAJE SUPRAPUBICO-Adhesivo:si;DIAMETRO DEL CATETER:[15-15];LONGITUD DEL CATETER:[40-80];		14	10%	38	41,8	B.BRAUN MEDICAL, S.A.		CIP-100001653905-REF.4441354	LA OFERTA ES ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	20
	49	SU.PC.SANI.01.18.02.120000		CAT. EXTRACCION CALCULOS URETERALES-DIAMETRO DEL CATETER:[2.2-2.2];LONGITUD DEL CATETER:[100-150];Nº DE HILOS DE LA CESTA:[3-3];	DIÁMETRO DEL CATÉTER ENTRE 2 Y 3 F. LONTITUD DEL CATÉTER SUPERIOR A 100CM. NÚMERO DE HILOS DE LA CESTA ENTRE 3 Y 4	13	21%	200	242	COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS S.A.		CIP-100104753111-REF.EXN734	CESTILLA DE 4 HILOS DE APERTURA LATERAL, LO QUE SUPONE MAYOR DIFICULTAD DE CAPTACIÓN DE LA PIEDRA QUE LA APERTURA FRONTAL, NO DISPONE DE SISTEMA DE AMPLIACIÓN EN DOS FASES, LO QUE PUEDE DIFICULTAR LA CAPTACIÓN DE PIEDRAS DE MAYOR TAMAÑO, Y DIÁMETRO DEL CATÉTER MAYOR QUE LA OFERTA DE BOSTON, LO QUE DIFICULTA LA IRRIGACIÓN DEL URÉTER. LONGITUD DEL CATÉTER DE 120 CM	7
	49	SU.PC.SANI.01.18.02.120000		CAT. EXTRACCION CALCULOS URETERALES-DIAMETRO DEL CATETER:[2.2-2.2];LONGITUD DEL CATETER:[100-150];Nº DE HILOS DE LA CESTA:[3-3];	DIÁMETRO DEL CATÉTER ENTRE 2 Y 3 F. LONTITUD DEL CATÉTER SUPERIOR A 100CM. NÚMERO DE HILOS DE LA CESTA ENTRE 3 Y 4	13	21%	200	242	COOK ESPAÑA, S.A.		CIP-100014911429-REF.NGE-022115-MB	CESTILLA DE 3 HILOS DE APERTURA FRONTAL, NO DISPONE DE SISTEMA DE AMPLIACIÓN EN DOS FASES, LO QUE PUEDE DIFICULTAR LA CAPTACIÓN DE PIEDRAS DE MAYOR TAMAÑO, Y DIÁMETRO DEL CATÉTER MAYOR QUE LA OFERTA DE BOSTON, LO QUE DIFICULTA LA IRRIGACIÓN DEL URÉTER. LONGITUD DEL CATÉTER DE 115 CM	13

Agr	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS	Unidades (1 AÑO)	%iva	Precio Unitario sin IVA	Precio unitario con IVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
	49	SU.PC.SANI.01.18.02.120000		CAT. EXTRACCION CALCULOS URETERALES-DIAMETRO DEL CATETER:[2.2-2.2];LONGITUD DEL CATETER:[100-150);Nº DE HILOS DE LA CESTA:[3-3];	DIÁMETRO DEL CATÉTER ENTRE 2 Y 3 F. LONTITUD DEL CATÉTER SUPERIOR A 100CM. NÚMERO DE HILOS DE LA CESTA ENTRE 3 Y 4	13	21%	200	242	IZASA HOSPITAL, S.L.U.		CIP-100116536232-REF.107STN-T224-120	CESTILLA DE 4 HILOS DE APERTURA LATERAL, LO QUE SUPONE MAYOR DIFICULTAD DE CAPTACIÓN DE LA PIEDRA QUE LA APERTURA FRONTAL, NO DISPONE DE SISTEMA DE AMPLIACIÓN EN DOS FASES, LO QUE PUEDE DIFICULTAR LA CAPTACIÓN DE PIEDRAS DE MAYOR TAMAÑO, Y DIÁMETRO DEL CATÉTER MAYOR QUE LA OFERTA DE BOSTON, LO QUE DIFICULTA LA IRRIGACIÓN DEL URÉTER. LONGITUD DEL CATÉTER DE 120 CM	7
	49	SU.PC.SANI.01.18.02.120000		CAT. EXTRACCION CALCULOS URETERALES-DIAMETRO DEL CATETER:[2.2-2.2];LONGITUD DEL CATETER:[100-150);Nº DE HILOS DE LA CESTA:[3-3];	DIÁMETRO DEL CATÉTER ENTRE 2 Y 3 F. LONTITUD DEL CATÉTER SUPERIOR A 100CM. NÚMERO DE HILOS DE LA CESTA ENTRE 3 Y 4	13	21%	200	242	PRESURGY, S.L.		CIP-100106413886-REF.ROSH2500ST	CESTILLA DE 4 HILOS DE APERTURA LATERAL, LO QUE SUPONE MAYOR DIFICULTAD DE CAPTACIÓN DE LA PIEDRA QUE LA APERTURA FRONTAL, NO DISPONE DE SISTEMA DE AMPLIACIÓN EN DOS FASES, LO QUE PUEDE DIFICULTAR LA CAPTACIÓN DE PIEDRAS DE MAYOR TAMAÑO, Y DIÁMETRO DEL CATÉTER MAYOR QUE LA OFERTA DE BOSTON, LO QUE DIFICULTA LA IRRIGACIÓN DEL URÉTER. LONGITUD DEL CATÉTER DE 120 CM. EXTREMO DE LA CESTILLA TRAUMÁTICO AL TERMINAR EN PUNTA	7
	49	SU.PC.SANI.01.18.02.120000		CAT. EXTRACCION CALCULOS URETERALES-DIAMETRO DEL CATETER:[2.2-2.2];LONGITUD DEL CATETER:[100-150);Nº DE HILOS DE LA CESTA:[3-3];	DIÁMETRO DEL CATÉTER ENTRE 2 Y 3 F. LONTITUD DEL CATÉTER SUPERIOR A 100CM. NÚMERO DE HILOS DE LA CESTA ENTRE 3 Y 4	13	21%	200	242	OLYMPUS IBERIA, S.A.U.		CIP-100094679950-REF.EGNT4W22115	CESTILLA DE 4 HILOS DE APERTURA LATERAL, LO QUE SUPONE MAYOR DIFICULTAD DE CAPTACIÓN DE LA PIEDRA QUE LA APERTURA FRONTAL, NO DISPONE DE SISTEMA DE AMPLIACIÓN EN DOS FASES, LO QUE PUEDE DIFICULTAR LA CAPTACIÓN DE PIEDRAS DE MAYOR TAMAÑO, Y DIÁMETRO DEL CATÉTER MAYOR QUE LA OFERTA DE BOSTON, LO QUE DIFICULTA LA IRRIGACIÓN DEL URÉTER. LONGITUD DEL CATÉTER DE 115 CM	7
	49	SU.PC.SANI.01.18.02.120000		CAT. EXTRACCION CALCULOS URETERALES-DIAMETRO DEL CATETER:[2.2-2.2];LONGITUD DEL CATETER:[100-150);Nº DE HILOS DE LA CESTA:[3-3];	DIÁMETRO DEL CATÉTER ENTRE 2 Y 3 F. LONTITUD DEL CATÉTER SUPERIOR A 100CM. NÚMERO DE HILOS DE LA CESTA ENTRE 3 Y 4	13	21%	200	242	TELEFLEX MEDICAL, S.A.U.		CIP-100001661784-REF.341400-000025	CESTILLA DE 4 HILOS DE APERTURA LATERAL, LO QUE SUPONE MAYOR DIFICULTAD DE CAPTACIÓN DE LA PIEDRA QUE LA APERTURA FRONTAL, NO DISPONE DE SISTEMA DE AMPLIACIÓN EN DOS FASES, LO QUE PUEDE DIFICULTAR LA CAPTACIÓN DE PIEDRAS DE MAYOR TAMAÑO, Y DIÁMETRO DEL CATÉTER MAYOR QUE LA OFERTA DE BOSTON, LO QUE DIFICULTA LA IRRIGACIÓN DEL URÉTER. LONGITUD DEL CATÉTER DE 115 CM. EXTREMO DE LA CESTILLA TRAUMÁTICO AL TERMINAR EN PUNTA	7
	49	SU.PC.SANI.01.18.02.120000		CAT. EXTRACCION CALCULOS URETERALES-DIAMETRO DEL CATETER:[2.2-2.2];LONGITUD DEL CATETER:[100-150);Nº DE HILOS DE LA CESTA:[3-3];	DIÁMETRO DEL CATÉTER ENTRE 2 Y 3 F. LONTITUD DEL CATÉTER SUPERIOR A 100CM. NÚMERO DE HILOS DE LA CESTA ENTRE 3 Y 4	13	21%	200	242	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA,S.A.		CIP-100110954652-M0063905010	CESTILLA DE 3 HILOS DE APERTURA FRONTAL, CON SISTEMA DE AMPLIACIÓN EN DOS FASES, Y DIÁMETRO REDUCIDO DEL CATÉTER, LO QUE FACILITA LA IRRIGACIÓN DEL URÉTER. LONGITUD DEL CATÉTER DE 120 CM	20
	50	SU.PC.SANI.01.18.02.120000		CAT. EXTRACCION CALCULOS URETERALES-DIAMETRO DEL CATETER:[4-4];LONGITUD DEL CATETER:[50-100);Nº DE HILOS DE LA CESTA:[4-4];	DIÁMETRO DEL CATÉTER 4F. LONTITUD DEL CATÉTER SUPERIOR A 50CM. NÚMERO DE HILOS DE LA CESTA ENTRE 3 Y 4	12	21%	188,1818	227,7	COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS S.A.		CIP-100003159917-REF.EXT224	CESTILLA DE 4 HILOS DE APERTURA HELICOIDAL Y DIÁMETRO DEL CATÉTER ADECUADO. LONGITUD DEL CATÉTER DE 90 CM. EXTREMO DE LA CESTILLA ATRAUMÁTICO	20
	50	SU.PC.SANI.01.18.02.120000		CAT. EXTRACCION CALCULOS URETERALES-DIAMETRO DEL CATETER:[4-4];LONGITUD DEL CATETER:[50-100);Nº DE HILOS DE LA CESTA:[4-4];	DIÁMETRO DEL CATÉTER 4F. LONTITUD DEL CATÉTER SUPERIOR A 50CM. NÚMERO DE HILOS DE LA CESTA ENTRE 3 Y 4	12	21%	188,1818	227,7	IZASA HOSPITAL, S.L.U.		CIP-100133775869-REF.107STN-L404-090	CESTILLA DE 4 HILOS DE APERTURA EN FORMA HELICOIDAL Y DIÁMETRO DEL CATÉTER ADECUADO. LONGITUD DEL CATÉTER DE 90 CM. EXTREMO DE LA CESTILLA ATRAUMÁTICO	20

Agr	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS	Unidades (1 AÑO)	%iva	Precio Unitario sin IVA	Precio unitario con IVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
	50	SU.PC.SANI.01.18.02.120000		CAT. EXTRACCION CALCULOS URETERALES-DIAMETRO DEL CATETER:[4-4];LONGITUD DEL CATETER:[50-100);Nº DE HILOS DE LA CESTA:[4-4];	DIÁMETRO DEL CATÉTER 4F. LONTITUD DEL CATÉTER SUPERIOR A 50CM. NÚMERO DE HILOS DE LA CESTA ENTRE 3 Y 4	12	21%	188,1818	227,7	PRESURGY, S.L.		CIP-100106413785-REF.ROSS4000ST	NO PRESENTA MUESTRA, LUEGO NO SE PUEDE VALORAR	-
	50	SU.PC.SANI.01.18.02.120000		CAT. EXTRACCION CALCULOS URETERALES-DIAMETRO DEL CATETER:[4-4];LONGITUD DEL CATETER:[50-100);Nº DE HILOS DE LA CESTA:[4-4];	DIÁMETRO DEL CATÉTER 4F. LONTITUD DEL CATÉTER SUPERIOR A 50CM. NÚMERO DE HILOS DE LA CESTA ENTRE 3 Y 4	12	21%	188,1818	227,7	OLYMPUS IBERIA, S.A.U.		CIP-100029507655-REF.EG5710009	EL DIÁMETRO DEL CATÉTER ES DE 4,5 F, LUEGO NO CUMPLE PPT AL SOLICITARSE DE 4 F	-
	50	SU.PC.SANI.01.18.02.120000		CAT. EXTRACCION CALCULOS URETERALES-DIAMETRO DEL CATETER:[4-4];LONGITUD DEL CATETER:[50-100);Nº DE HILOS DE LA CESTA:[4-4];	DIÁMETRO DEL CATÉTER 4F. LONTITUD DEL CATÉTER SUPERIOR A 50CM. NÚMERO DE HILOS DE LA CESTA ENTRE 3 Y 4	12	21%	188,1818	227,7	GRIFOLS MOVACO, S.A.	OB	CIP-100001914648-REF.3500-1100	CESTILLA DE 4 HILOS DE APERTURA EN PARALELO Y DIÁMETRO DEL CATÉTER ADECUADO. LONGITUD DEL CATÉTER DE 90 CM. EXTREMO DE LA CESTILLA TRAUMÁTICO AL TERMINAR EN PUNTA	7
	50	SU.PC.SANI.01.18.02.120000		CAT. EXTRACCION CALCULOS URETERALES-DIAMETRO DEL CATETER:[4-4];LONGITUD DEL CATETER:[50-100);Nº DE HILOS DE LA CESTA:[4-4];	DIÁMETRO DEL CATÉTER 4F. LONTITUD DEL CATÉTER SUPERIOR A 50CM. NÚMERO DE HILOS DE LA CESTA ENTRE 3 Y 4	12	21%	188,1818	227,7	GRIFOLS MOVACO, S.A.	V1	CIP-100001914840-REF.3500-1200	CESTILLA DE 4 HILOS DE APERTURA EN FORMA HELICOIDAL Y DIÁMETRO DEL CATÉTER ADECUADO. LONGITUD DEL CATÉTER DE 90 CM. EXTREMO DE LA CESTILLA TRAUMÁTICO AL TERMINAR EN PUNTA	13
	50	SU.PC.SANI.01.18.02.120000		CAT. EXTRACCION CALCULOS URETERALES-DIAMETRO DEL CATETER:[4-4];LONGITUD DEL CATETER:[50-100);Nº DE HILOS DE LA CESTA:[4-4];	DIÁMETRO DEL CATÉTER 4F. LONTITUD DEL CATÉTER SUPERIOR A 50CM. NÚMERO DE HILOS DE LA CESTA ENTRE 3 Y 4	12	21%	188,1818	227,7	TELEFLEX MEDICAL, S.A.U.		CIP-100001666037-REF.341500-000040	CESTILLA DE 4 HILOS DE APERTUTA HELICOIDALY DIÁMETRO DEL CATÉTER ADECUADO. LONGITUD DEL CATÉTER DE 65 CM. EXTREMO DE LA CESTILLA TRAUMÁTICO AL TERMINAR EN PUNTA	13
	50	SU.PC.SANI.01.18.02.120000		CAT. EXTRACCION CALCULOS URETERALES-DIAMETRO DEL CATETER:[4-4];LONGITUD DEL CATETER:[50-100);Nº DE HILOS DE LA CESTA:[4-4];	DIÁMETRO DEL CATÉTER 4F. LONTITUD DEL CATÉTER SUPERIOR A 50CM. NÚMERO DE HILOS DE LA CESTA ENTRE 3 Y 4	12	21%	188,1818	227,7	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA,S.A.		CIP-100003157694-REF.390-100	EL DIÁMETRO DEL CATÉTER ES DE 2,4 F, LUEGO NO CUMPLE PPT AL SOLICITARSE DE 4 F	-
	51	SU.PC.SANI.01.18.02.200000		COIL DE NITINOL P/ FIJACION Y EXTRACCION DE CALCULOS-DIAMETRO DEL CATETER:[2.8-2.8];	DIÁMETRO DEL CATÉTER ENTRE 2 Y 3 F	4	21%	250	302,5	COOK ESPAÑA, S.A.		CIP-100013234884-REF.NTP-028145	FORMA DE MEDIA ESFERA Y NO DE CONO, LO QUE LO HACE MENOS ADAPTABLE AL URÉTER Y POR TANTO CON MENOR CAPACIDAD DE RETENCIÓN DE CÁLCULOS, DIÁMETRO 2,8 F, LONGITUD 145 CM	7
	51	SU.PC.SANI.01.18.02.200000		COIL DE NITINOL P/ FIJACION Y EXTRACCION DE CALCULOS-DIAMETRO DEL CATETER:[2.8-2.8];	DIÁMETRO DEL CATÉTER ENTRE 2 Y 3 F	4	21%	250	302,5	PRESURGY, S.L.		CIP-100115247515-REF.ROSZ1910ST	LA OFERTA NO ES LO SOLICITADO, AL TRATARSE DE UN CATÉTER DE EXTRACCIÓN DE CÁLCULOS TIPO CESTA Y NO DE UN COIL DE NITINOL	-
	51	SU.PC.SANI.01.18.02.200000		COIL DE NITINOL P/ FIJACION Y EXTRACCION DE CALCULOS-DIAMETRO DEL CATETER:[2.8-2.8];	DIÁMETRO DEL CATÉTER ENTRE 2 Y 3 F	4	21%	250	302,5	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA,S.A.		CIP-100003220530-REF.390-320	FORMA DE CONO, QUE ES MÁS ADECUADA QUE LA OTRA OFERTA DE COOK POR SER MEJOR SISTEMA DE RETENCIÓN DE CÁLCULOS, SUJECCIÓN ADECUADA DE CÁLCULOS, DIÁMETRO 3F, LONGITUD 115 CM	20

Córdoba, 29 de octubre de 2019

EL FEA DE UROLOGÍA

LA DIRECTORA DE LA UGC DE UROLOGÍA