EVALUACION DE CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN PAAM 66/19 (expediente 1012/2019)SUMINISTRO DE SEMILLAS IODO-125 (125I), CON DESTINO AL SERVICIO DE ONCOLOGIA RADIOTERAPICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO "REINA SOFÍA", DE LA PLATAFORMA LOGÍSTICA SANITARIA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.

VALORACION CARACTERISTICAS TECNICAS DEL EQUIPAMIENTO DE CESION OBLIGATORIA Y DE LAS SEMILLAS DE YODO RADIOACTIVO:

EMPRESA: PALEX MEDICAL

La relación del equipamiento a ceder y su valoración es la siguiente:

1. Software específico para hacer **planificación y cálculos en tiempo real** de implantes de semillas en próstata.

La oferta cumple las prescripciones técnicas solicitadas en el PPT.

2. Software específico para realización de **planificación inversa** mediante algoritmos de optimización volumétrica (IPSA).

La oferta cumple las prescripciones técnicas solicitadas en el PPT.

3. Software de **fusión de imágenes** en las siguientes modalidades de imagen: ultrasonidos, TAC, Resonancia Magnética

La oferta cumple las prescripciones técnicas solicitadas en el PPT.

4. **Equipo** para la conformación de los trenes , de semillas radiactivas de I-125 y espaciadores dentro de la próstata.

La oferta cumple las prescripciones técnicas solicitadas en el PPT.

5. **Contenedor de desecho** para retirar semillas no implantadas

La oferta cumple las prescripciones técnicas solicitadas en el PPT.

6. **Sistema de control de calidad de las semillas**

La oferta cumple las prescripciones técnicas solicitadas en el PPT.

7. **Ecógrafo** de alta resolución con transductor biplano y software específico para utilización de plantillas en braquiterapia.

La oferta cumple las prescripciones técnicas solicitadas en el PPT.

8. **Sonda** transrectal biplano convex/lineal

La oferta cumple las prescripciones técnicas solicitadas en el PPT.

9. **Sistema de estabilización** de la sonda de ecógrafo

La oferta cumple las prescripciones técnicas solicitadas en el PPT.

10. **Adaptador** para conexión sonda del ecógrafo con el sistema de planificación

La oferta cumple las prescripciones técnicas solicitadas en el PPT.

11. **Plantilla** para inserción de agujas en el tratamiento de próstata con semillas

La oferta cumple las prescripciones técnicas solicitadas en el PPT.

12. **Características técnicas y funcionales de las semillas de iodo 125:**

La oferta cumple adecuadamente las prescripciones técnicas mínimas requeridas.

Respecto a características adicionales valorables se destaca una mayor conformación de la distribución de la dosis a la anatomía de la próstata dado que el espaciado entre semillas es variable.

VALORACIÓN: BUENA 20 PUNTOS

EMPRESA: ECKERT & ZIEGLER IBERIA, S.L.U.

La relación del equipamiento a ceder y su valoración es la siguiente:

1. Software específico para hacer **planificación y cálculos en tiempo real** de implantes de semillas en próstata.

   La oferta cumple las prescripciones técnicas solicitadas en el PPT.

2. Software específico para realización de **planificación inversa** mediante algoritmos de optimización volumétrica (IPSA).

   La oferta cumple las prescripciones técnicas solicitadas en el PPT.

3. Software de **fusión de imágenes** en las siguientes modalidades de imagen: ultrasonidos, TAC, Resonancia Magnética

   La oferta cumple las prescripciones técnicas solicitadas en el PPT.

4. **Equipo** para la conformación de los trenes , de semillas radiactivas de I-125 y espaciadores dentro de la próstata.

   La oferta cumple las prescripciones técnicas solicitadas en el PPT.

5. **Contenedor de desecho** para retirar semillas no implantadas

   La oferta cumple las prescripciones técnicas solicitadas en el PPT.

6. **Sistema de control de calidad de las semillas**

   La oferta cumple las prescripciones técnicas solicitadas en el PPT.

7. **Ecógrafo** de alta resolución con transductor biplano y software específico para utilización de plantillas en braquiterapia.

La oferta cumple las prescripciones técnicas solicitadas en el PPT.

8. **Sonda** transrectal biplano convex/lineal

La oferta cumple las prescripciones técnicas solicitadas en el PPT.

9. **Sistema de estabilización** de la sonda de ecógrafo

   El sistema ofertado tiene mayores grados de libertad en los movimientos de la sonda ecográfica para facilitar su introducción y posicionamiento idóneo para la adquisición de imágenes..

10. **Adaptador** para conexión sonda del ecógrafo con el sistema de planificación

La oferta cumple las prescripciones técnicas solicitadas en el PPT.

11. **Plantilla** para inserción de agujas en el tratamiento de próstata con semillas

La oferta cumple las prescripciones técnicas solicitadas en el PPT.

12. **Características técnicas y funcionales de las semillas de iodo 125:**

La oferta cumple las prescripciones técnicas mínimas requeridas.

VALORACION: BUENO 20 PUNTOS

VALORACION TOTAL CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

Lote	Clasificación	GC	Denominación	Unidades (2 AÑOS)	%iva	Precio unitario con IVA	Proveedor	Referencia	Puntuación Crriterios No AUTOMÁTICOS	Precio oferta (iva incluido)	% Bajada	Puntuación oferta económica	Grado de eficiencia	Puntuación Grado de eficiencia	Puntuación TOTAL
1	SU.PC.SANI.01.26.10.100000	F19665	SEMILLA I-125-Ubicación del tumor:Próstata;	60	10%	4.378,00	ECKERT & ZIEGLER IBERIA, S.L.U.	REF:125.S17PLUS1-XX	20	3.894,00	11,06%	40,00	0,005136	30,00	90,00
1	SU.PC.SANI.01.26.10.100000	F19665	SEMILLA I-125-Ubicación del tumor:Próstata;	60	10%	4.378,00	PALEX MEDICAL, S.A.	REF:498670	20	3.939,76	10,01%	39,05	0,005076	29,65	88,70