INFORME TÉCNICO

PLS: CÓRDOBA
OBJE Sum.Material Endoscopia digestiva y Broncoscopia C/CESIÓN (01.13)
Nº de EXPEDIENTE: 064/2020 (PAAM 2/20)

Agr	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS	Unidades licitar 2 años	%iva	Precio licitacion s/iva	Precio unitario con IVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
1	1	SU.PC.SANI.01.13.20.130000		CATETER DILATACION TUBO DIGESTIVO SUPERIOR DE ACALASIA	DIÁMETRO DE EXPANSIÓN DEL BALÓN DE 30 mm	4	21,00%	380,000000	459,800000	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	OB	CIP-100005671183-REF.RIGIFLEX II 5450	GLOBO MUY RESISTENTE QUE SOPORTA PRESIONES DE MÁS DE 300 mm DE MERCURIO. APTO PARA GUÍA SEMIRRÍGIDA, AMBAS CARACTERÍSTICAS LE CONFIEREN LA FUERZA ADECUADA PARA SUPERAR UN CARDIAS MUY ESPÁSTICO Y ROMPER FIBRA MUSCULAR. LONGITUD DEL GLOBO DE 10 CM, LO CUAL PERMITE LA ROTURA DE FIBRAS MUSCULARES EN UN SEGMENTO MÁS LARGO. LA LUZ Y EL GROSOR DEL CATÉTER SE CONSIDERA MUY ADECUADO. PUNTA CÓNICA QUE FACILITA EL PASO . DISPONE DE MARCAS RADIOPACAS CENTRALES Y EN AMBOS EXTREMOS, LO QUE FACILITA EL POSICIONAMIENTO CON CONTROL RADIOLÓGICO	30
1	1	SU.PC.SANI.01.13.20.130000		CATETER DILATACION TUBO DIGESTIVO SUPERIOR DE ACALASIA	DIÁMETRO DE EXPANSIÓN DEL BALÓN DE 30 mm	4	21,00%	380,000000	459,800000	COOK ESPAÑA, S.A.	OB	CIP-100001066673-REF. ACHALASIA WCAB-30	GLOBO QUE SOPORTA PRESIONES DE MÁS DE 300 mm DE MERCURIO. APTO PARA GUÍA SEMIRRÍGIDA, AUNQUE SU RIGIDEZ SE CONSIDERA NO ES LA ADECUADA PARA SUPERAR UN CARDIAS MUY ESPÁSTICO Y ROMPER FIBRA MUSCULAR. LONGITUD DEL GLOBO DE 8 CM, LO CUAL PERMITE LA ROTURA DE FIBRAS MUSCULARES EN UN SEGMENTO MENOS LARGO QUE LA OFERTA DE BOSTON. LA LUZ Y EL GROSOR DEL CATÉTER SE CONSIDERA MENOS QUE EL DE BOSTON AL TENER MENOR RIGIDEZ. PUNTA CÓNICA QUE FACILITA EL PASO. DISPONE DE MARCAS RADIOPACAS CENTRALES Y EN AMBOS EXTREMOS, LO QUE FACILITA EL POSICIONAMIENTO CON CONTROL RADIOLÓGICO	10
1	1	SU.PC.SANI.01.13.20.130000		CATETER DILATACION TUBO DIGESTIVO SUPERIOR DE ACALASIA	DIÁMETRO DE EXPANSIÓN DEL BALÓN DE 30 mm	4	21,00%	380,000000	459,800000	IZASA HOSPITAL, S.L.U.	OB	CIP-100016824240-REF. MEDI GLOBE GDB-02-30-080	GLOBO QUE SOPORTA PRESIONES DE MÁS DE 300 mm DE MERCURIO. APTO PARA GUÍA SEMIRRÍGIDA, AUNQUE SU RIGIDEZ SE CONSIDERA NO ES LA ADECUADA PARA SUPERAR UN CARDIAS MUY ESPÁSTICO Y ROMPER FIBRA MUSCULAR. LONGITUD DEL GLOBO DE 8 CM, LO CUAL PERMITE LA ROTURA DE FIBRAS MUSCULARES EN UN SEGMENTO MENOS LARGO QUE LA OFERTA DE BOSTON. LA LUZ Y EL GROSOR DEL CATÉTER SE CONSIDERA MENOS QUE EL DE BOSTON AL TENER MENOR RIGIDEZ. PUNTA CÓNICA QUE FACILITA EL PASO. DISPONE DE MARCAS RADIOPACAS CENTRALES Y EN AMBOS EXTREMOS, LO QUE FACILITA EL POSICIONAMIENTO CON CONTROL RADIOLÓGICO	10
1	1	SU.PC.SANI.01.13.20.130000		CATETER DILATACION TUBO DIGESTIVO SUPERIOR DE ACALASIA	DIÁMETRO DE EXPANSIÓN DEL BALÓN DE 30 mm	4	21,00%	380,000000	459,800000	SISTEMAS TÉCNICOS ENDOSCÓPICOS, S.A		CIP: 100138984077 - REF: BDC-30/80-7/10	GLOBO RESISTENTE QUE SOPORTA PRESIONES DE MÁS DE 300 mm DE MERCURIO, AUNQUE DEFORMABLE A LA PRESIÓN EXTERNA, Y NO APTO PARA GUÍA SEMIRRÍGIDA, LO QUE LE CONFIEREN MENOR FUERZA Y RIGIDEZ PARA SUPERAR UN CARDIAS MUY ESPÁSTICO Y ROMPER FIBRA MUSCULAR. LONGITUD DEL GLOBO DE 8 CM, LO CUAL PERMITE LA ROTURA DE FIBRAS MUSCULARES EN UN SEGMENTO MENOS LARGO QUE LA OFERTA DE BOSTON. CATÉTER FINO QUE PODRÍA TENER SU UTILIDAD PARA INTRODUCCIÓN A TRAVÉS DEL CANAL DE TRABAJO DEL ENDOSCOPIO, PERO LE CONFIERE MENOS FUERZA PARA SUPERAR EL CARDIAS ESPÁSTICO. PUNTA BLANDA, LO QUE PUEDE DIFICULTAR EL PASO. DISPONE DE MARCAS RADIOPACAS SÓLO EN AMBOS EXTREMOS, PERO NO CENTRALES, LO CUAL ES MENOS ADECUADO PARA EL POSICIONAMIENTO CON CONTROL RADIOLÓGICO	5

Agr	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS	Unidades licitar 2 años	%iva	Precio licitacion s/iva	Precio unitario con IVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
1	2	SU.PC.SANI.01.13.20.130000		CATETER DILATACION TUBO DIGESTIVO SUPERIOR DE ACALASIA	DIÁMETRO DE EXPANSIÓN DEL BALÓN DE 35 mm	6	21,00%	380,000000	459,800000	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	OB	CIP-100005671082-REF.RIGIFLEX II 5451	GLOBO MUY RESISTENTE QUE SOPORTA PRESIONES DE MÁS DE 300 mm DE MERCURIO. APTO PARA GUÍA SEMIRRÍGIDA, AMBAS CARACTERÍSTICAS LE CONFIEREN LA FUERZA ADECUADA PARA SUPERAR UN CARDIAS MUY ESPÁSTICO Y ROMPER FIBRA MUSCULAR. LONGITUD DEL GLOBO DE 10 CM, LO CUAL PERMITE LA ROTURA DE FIBRAS MUSCULARES EN UN SEGMENTO MÁS LARGO. LA LUZ Y EL GROSOR DEL CATÉTER SE CONSIDERA MUY ADECUADO. PUNTA CÓNICA QUE FACILITA EL PASO . DISPONE DE MARCAS RADIOPACAS CENTRALES Y EN AMBOS EXTREMOS, LO QUE FACILITA EL POSICIONAMIENTO CON CONTROL RADIOLÓGICO	30
1	2	SU.PC.SANI.01.13.20.130000		CATETER DILATACION TUBO DIGESTIVO SUPERIOR DE ACALASIA	DIÁMETRO DE EXPANSIÓN DEL BALÓN DE 35 mm	6	21,00%	380,000000	459,800000	COOK ESPAÑA, S.A.	OB	CIP-100001066572-REF. ACHALASIA WCAB-35	GLOBO QUE SOPORTA PRESIONES DE MÁS DE 300 mm DE MERCURIO. APTO PARA GUÍA SEMIRRÍGIDA, AUNQUE SU RIGIDEZ SE CONSIDERA NO ES LA ADECUADA PARA SUPERAR UN CARDIAS MUY ESPÁSTICO Y ROMPER FIBRA MUSCULAR. LONGITUD DEL GLOBO DE 8 CM, LO CUAL PERMITE LA ROTURA DE FIBRAS MUSCULARES EN UN SEGMENTO MENOS LARGO QUE LA OFERTA DE BOSTON. LA LUZ Y EL GROSOR DEL CATÉTER SE CONSIDERA MENOS QUE EL DE BOSTON AL TENER MENOR RIGIDEZ. PUNTA CÓNICA QUE FACILITA EL PASO. DISPONE DE MARCAS RADIOPACAS CENTRALES Y EN AMBOS EXTREMOS, LO QUE FACILITA EL POSICIONAMIENTO CON CONTROL RADIOLÓGICO	10
1	2	SU.PC.SANI.01.13.20.130000		CATETER DILATACION TUBO DIGESTIVO SUPERIOR DE ACALASIA	DIÁMETRO DE EXPANSIÓN DEL BALÓN DE 35 mm	6	21,00%	380,000000	459,800000	IZASA HOSPITAL, S.L.U.	OB	CIP-100016824341-REF. MEDI-GLOBE GDB-02-35-080	GLOBO QUE SOPORTA PRESIONES DE MÁS DE 300 mm DE MERCURIO. APTO PARA GUÍA SEMIRRÍGIDA, AUNQUE SU RIGIDEZ SE CONSIDERA NO ES LA ADECUADA PARA SUPERAR UN CARDIAS MUY ESPÁSTICO Y ROMPER FIBRA MUSCULAR. LONGITUD DEL GLOBO DE 8 CM, LO CUAL PERMITE LA ROTURA DE FIBRAS MUSCULARES EN UN SEGMENTO MENOS LARGO QUE LA OFERTA DE BOSTON. LA LUZ Y EL GROSOR DEL CATÉTER SE CONSIDERA MENOS QUE EL DE BOSTON AL TENER MENOR RIGIDEZ. PUNTA CÓNICA QUE FACILITA EL PASO. DISPONE DE MARCAS RADIOPACAS CENTRALES Y EN AMBOS EXTREMOS, LO QUE FACILITA EL POSICIONAMIENTO CON CONTROL RADIOLÓGICO	10
1	2	SU.PC.SANI.01.13.20.130000		CATETER DILATACION TUBO DIGESTIVO SUPERIOR DE ACALASIA	DIÁMETRO DE EXPANSIÓN DEL BALÓN DE 35 mm	6	21,00%	380,000000	459,800000	SISTEMAS TÉCNICOS ENDOSCÓPICOS, S.A		CIP: 100138984471 - REF: BDC-34/80-7/10	GLOBO RESISTENTE QUE SOPORTA PRESIONES DE MÁS DE 300 mm DE MERCURIO, AUNQUE DEFORMABLE A LA PRESIÓN EXTERNA, Y NO APTO PARA GUÍA SEMIRRÍGIDA, LO QUE LE CONFIEREN MENOR FUERZA Y RIGIDEZ PARA SUPERAR UN CARDIAS MUY ESPÁSTICO Y ROMPER FIBRA MUSCULAR. LONGITUD DEL GLOBO DE 8 CM, LO CUAL PERMITE LA ROTURA DE FIBRAS MUSCULARES EN UN SEGMENTO MENOS LARGO QUE LA OFERTA DE BOSTON. CATÉTER FINO QUE PODRÍA TENER SU UTILIDAD PARA INTRODUCCIÓN A TRAVÉS DEL CANAL DE TRABAJO DEL ENDOSCOPIO, PERO LE CONFIERE MENOS FUERZA PARA SUPERAR EL CARDIAS ESPÁSTICO. PUNTA BLANDA, LO QUE PUEDE DIFICULTAR EL PASO. DISPONE DE MARCAS RADIOPACAS SÓLO EN AMBOS EXTREMOS, PERO NO CENTRALES, LO CUAL ES MENOS ADECUADO PARA EL POSICIONAMIENTO CON CONTROL RADIOLÓGICO	5
2	3	SU.PC.SANI.01.13.20.200001		CATETER DILATACION TUBO DIGESTIVO C/ BALON EXPANSION CONTROLADA Y GUIA	LONGITUD DE CATÉTER COMPATIBLE CON COLONOSCOPIO; TRES DIÁMETROS DE EXPANSIÓN DEL BALÓN ENTRE 18 Y 20 mm. DIÁMETRO DE CANAL DE TRABAJO DE 2,8 mm	20	21,00%	200,000000	242,000000	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	OB	CIP-100076025432-REF.CRE-DASE 5871	GLOBO DE GRAN RESISTENCIA PERO MENOS TRANSPARENTE QUE EL DE OLYMPUS, LO QUE FACILITA EN MENOR MEDIDA LA VISUALIZACIÓN DE LA ESTENOSIS DURANTE LA DILATACIÓN. CATÉTER CON MARCADORES EN LOS EXTREMOS, LO QUE ES MENOS ADECUADO QUE EL MARCADOR CENTRAL PARA POSICIONAR EL BALÓN DURANTE LA DILATACIÓN BAJO VISIÓN ENDOSCÓPICA DE LA ESTENOSIS. PUNTA DISTAL ATRAUMÁTICA QUE PERMITE UNA FÁCIL NAVEGACIÓN A TRAVÉS DEL CANAL DE TRABAJO DEL ENDOSCOPIO, Y QUE EN SITUACIONES DE TORSIÓN PUEDE EVITAR LA ROTURA DEL CANAL. EXTREMOS DEL BALÓN REDONDEADOS, QUE EVITA EL EFECTO EMBUDO DURANTE LA DILATACIÓN	20

Agr	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS	Unidades licitar 2 años	%iva	Precio licitacion s/iva	Precio unitario con IVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
2	3	SU.PC.SANI.01.13.20.200001		CATETER DILATACION TUBO DIGESTIVO C/ BALON EXPANSION CONTROLADA Y GUIA	LONGITUD DE CATÉTER COMPATIBLE CON COLONOSCOPIO; TRES DIÁMETROS DE EXPANSIÓN DEL BALÓN ENTRE 18 Y 20 mm. DIÁMETRO DE CANAL DE TRABAJO DE 2,8 mm	20	21,00%	200,000000	242,000000	OLYMPUS IBERIA, S.A.U.		CIP: 100103796245 - REF: EGBD-410X-2055	GLOBO DE GRAN RESISTENCIA Y MUY TRANSPARENTE, LO QUE FACILITA LA VISUALIZACIÓN DE LA ESTENOSIS DURANTE LA DILATACIÓN. CATÉTER CON MARCADOR CENTRAL ÚNICO, ADECUADO PARA CENTRAR EL BALÓN DURANTE LA DILATACIÓN BAJO VISIÓN ENDOSCÓPICA DE LA ESTENOSIS. PUNTA DISTAL ATRAUMÁTICA QUE PERMITE UNA FÁCIL NAVEGACIÓN A TRAVÉS DEL CANAL DE TRABAJO DEL ENDOSCOPIO, Y QUE EN SITUACIONES DE TORSIÓN PUEDE EVITAR LA ROTURA DEL CANAL. EXTREMOS DEL BALÓN REDONDEADOS, QUE EVITA EL EFECTO EMBUDO DURANTE LA DILATACIÓN	30
2	3	SU.PC.SANI.01.13.20.200001		CATETER DILATACION TUBO DIGESTIVO C/ BALON EXPANSION CONTROLADA Y GUIA	LONGITUD DE CATÉTER COMPATIBLE CON COLONOSCOPIO; TRES DIÁMETROS DE EXPANSIÓN DEL BALÓN ENTRE 18 Y 20 mm. DIÁMETRO DE CANAL DE TRABAJO DE 2,8 mm	20	21,00%	200,000000	242,000000	SISTEMAS TÉCNICOS ENDOSCÓPICOS, S.A		CIP: 100102562180 - REF: MBD-FM-BB-2	GLOBO DE GRAN RESISTENCIA TRANSPARENTE PERO DE VISUALIZACIÓN POCO CLARA, LO QUE DIFICULTA LA VISUALIZACIÓN DE LA ESTENOSIS DURANTE LA DILATACIÓN. CATÉTER CON MARCADORES EN LOS EXTREMOS, LO QUE ES MENOS ADECUADO QUE EL MARCADOR CENTRAL PARA POSICIONAR EL BALÓN DURANTE LA DILATACIÓN BAJO VISIÓN ENDOSCÓPICA DE LA ESTENOSIS. PUNTA DISTAL RÍGICDA, LO QUE DIFICULTA LA NAVEGACIÓN A TRAVÉS DEL CANAL DE TRABAJO DEL ENDOSCOPIO, Y QUE EN SITUACIONES DE TORSIÓN PUEDE OCASIONAR LA ROTURA DEL CANAL. EXTREMOS DEL BALÓN REDONDEADOS, QUE EVITA EL EFECTO EMBUDO DURANTE LA DILATACIÓN	10
2	4	SU.PC.SANI.01.13.20.200001		CATETER DILATACION TUBO DIGESTIVO C/ BALON EXPANSION CONTROLADA Y GUIA	LONGITUD DE CATÉTER COMPATIBLE CON COLONOSCOPIO; TRES DIÁMETROS DE EXPANSIÓN DEL BALÓN ENTRE 6 Y 8 mm. DIÁMETRO DE CANAL DE TRABAJO DE 2,8 mm	40	21,00%	200,000000	242,000000	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	OB	CIP-100076016744-REF. CRE-DASE 5866	GLOBO DE GRAN RESISTENCIA PERO MENOS TRANSPARENTE QUE EL DE OLYMPUS, LO QUE FACILITA EN MENOR MEDIDA LA VISUALIZACIÓN DE LA ESTENOSIS DURANTE LA DILATACIÓN. CATÉTER CON MARCADORES EN LOS EXTREMOS, LO QUE ES MENOS ADECUADO QUE EL MARCADOR CENTRAL PARA POSICIONAR EL BALÓN DURANTE LA DILATACIÓN BAJO VISIÓN ENDOSCÓPICA DE LA ESTENOSIS. PUNTA DISTAL ATRAUMÁTICA QUE PERMITE UNA FÁCIL NAVEGACIÓN A TRAVÉS DEL CANAL DE TRABAJO DEL ENDOSCOPIO, Y QUE EN SITUACIONES DE TORSIÓN PUEDE EVITAR LA ROTURA DEL CANAL. EXTREMOS DEL BALÓN REDONDEADOS, QUE EVITA EL EFECTO EMBUDO DURANTE LA DILATACIÓN	20
2	4	SU.PC.SANI.01.13.20.200001		CATETER DILATACION TUBO DIGESTIVO C/ BALON EXPANSION CONTROLADA Y GUIA	LONGITUD DE CATÉTER COMPATIBLE CON COLONOSCOPIO; TRES DIÁMETROS DE EXPANSIÓN DEL BALÓN ENTRE 6 Y 8 mm. DIÁMETRO DE CANAL DE TRABAJO DE 2,8 mm	40	21,00%	200,000000	242,000000	OLYMPUS IBERIA, S.A.U.		CIP: 100103796447 - REF: EGBD--410X-0855	GLOBO DE GRAN RESISTENCIA Y MUY TRANSPARENTE, LO QUE FACILITA LA VISUALIZACIÓN DE LA ESTENOSIS DURANTE LA DILATACIÓN. CATÉTER CON MARCADOR CENTRAL ÚNICO, ADECUADO PARA CENTRAR EL BALÓN DURANTE LA DILATACIÓN BAJO VISIÓN ENDOSCÓPICA DE LA ESTENOSIS. PUNTA DISTAL ATRAUMÁTICA QUE PERMITE UNA FÁCIL NAVEGACIÓN A TRAVÉS DEL CANAL DE TRABAJO DEL ENDOSCOPIO, Y QUE EN SITUACIONES DE TORSIÓN PUEDE EVITAR LA ROTURA DEL CANAL. EXTREMOS DEL BALÓN REDONDEADOS, QUE EVITA EL EFECTO EMBUDO DURANTE LA DILATACIÓN	30
2	4	SU.PC.SANI.01.13.20.200001		CATETER DILATACION TUBO DIGESTIVO C/ BALON EXPANSION CONTROLADA Y GUIA	LONGITUD DE CATÉTER COMPATIBLE CON COLONOSCOPIO; TRES DIÁMETROS DE EXPANSIÓN DEL BALÓN ENTRE 6 Y 8 mm. DIÁMETRO DE CANAL DE TRABAJO DE 2,8 mm	40	21,00%	200,000000	242,000000	SISTEMAS TÉCNICOS ENDOSCÓPICOS, S.A		CIP: 100102561473 - REF: MBD-AM-BB-2	GLOBO DE GRAN RESISTENCIA TRANSPARENTE PERO DE VISUALIZACIÓN POCO CLARA, LO QUE DIFICULTA LA VISUALIZACIÓN DE LA ESTENOSIS DURANTE LA DILATACIÓN. CATÉTER CON MARCADORES EN LOS EXTREMOS, LO QUE ES MENOS ADECUADO QUE EL MARCADOR CENTRAL PARA POSICIONAR EL BALÓN DURANTE LA DILATACIÓN BAJO VISIÓN ENDOSCÓPICA DE LA ESTENOSIS. PUNTA DISTAL RÍGICDA, LO QUE DIFICULTA LA NAVEGACIÓN A TRAVÉS DEL CANAL DE TRABAJO DEL ENDOSCOPIO, Y QUE EN SITUACIONES DE TORSIÓN PUEDE OCASIONAR LA ROTURA DEL CANAL. EXTREMOS DEL BALÓN REDONDEADOS, QUE EVITA EL EFECTO EMBUDO DURANTE LA DILATACIÓN	10

Agr	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS	Unidades licitar 2 años	%iva	Precio licitacion s/iva	Precio unitario con IVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
3	5	SU.PC.SANI.01.13.20.200001		CATETER DILATACION TUBO DIGESTIVO C/ BALON EXPANSION CONTROLADA Y GUIA	LONGITUD DE CATÉTER COMPATIBLE CON COLONOSCOPIO; TRES DIÁMETROS DE EXPANSIÓN DEL BALÓN ENTRE 8 Y 10 mm. DIÁMETRO DE CANAL DE TRABAJO DE 2,8 mm	102	21,00%	150,000000	181,500000	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	OB	CIP-100076025230-REF. CRE-DASE 5867	GLOBO DE GRAN RESISTENCIA PERO MENOS TRANSPARENTE QUE EL DE OLYMPUS, LO QUE FACILITA EN MENOR MEDIDA LA VISUALIZACIÓN DE LA ESTENOSIS DURANTE LA DILATACIÓN. CATÉTER CON MARCADORES EN LOS EXTREMOS, LO QUE ES MENOS ADECUADO QUE EL MARCADOR CENTRAL PARA POSICIONAR EL BALÓN DURANTE LA DILATACIÓN BAJO VISIÓN ENDOSCÓPICA DE LA ESTENOSIS. PUNTA DISTAL ATRAUMÁTICA QUE PERMITE UNA FÁCIL NAVEGACIÓN A TRAVÉS DEL CANAL DE TRABAJO DEL ENDOSCOPIO, Y QUE EN SITUACIONES DE TORSIÓN PUEDE EVITAR LA ROTURA DEL CANAL. EXTREMOS DEL BALÓN REDONDEADOS, QUE EVITA EL EFECTO EMBUDO DURANTE LA DILATACIÓN	20
3	5	SU.PC.SANI.01.13.20.200001		CATETER DILATACION TUBO DIGESTIVO C/ BALON EXPANSION CONTROLADA Y GUIA	LONGITUD DE CATÉTER COMPATIBLE CON COLONOSCOPIO; TRES DIÁMETROS DE EXPANSIÓN DEL BALÓN ENTRE 8 Y 10 mm. DIÁMETRO DE CANAL DE TRABAJO DE 2,8 mm	102	21,00%	150,000000	181,500000	COOK ESPAÑA, S.A.	OB	CIP-100016774235-REF. HERCULES HBD-W-8-9-10	GLOBO DE GRAN RESISTENCIA PERO MENOS TRANSPARENTE QUE EL DE OLYMPUS, LO QUE FACILITA EN MENOR MEDIDA LA VISUALIZACIÓN DE LA ESTENOSIS DURANTE LA DILATACIÓN. CATÉTER CON MARCADORES EN LOS EXTREMOS, LO QUE ES MENOS ADECUADO QUE EL MARCADOR CENTRAL PARA POSICIONAR EL BALÓN DURANTE LA DILATACIÓN BAJO VISIÓN ENDOSCÓPICA DE LA ESTENOSIS. PUNTA DISTAL ATRAUMÁTICA QUE PERMITE UNA FÁCIL NAVEGACIÓN A TRAVÉS DEL CANAL DE TRABAJO DEL ENDOSCOPIO, Y QUE EN SITUACIONES DE TORSIÓN PUEDE EVITAR LA ROTURA DEL CANAL. EXTREMOS DEL BALÓN EN FORMA DE USO, LO QUE PUEDE OCASIONAR EL EFECTO EMBUDO DURANTE LA DILATACIÓN, ES DECIR, LA MIGRACIÓN DURANTE LA MISMA	10
3	5	SU.PC.SANI.01.13.20.200001		CATETER DILATACION TUBO DIGESTIVO C/ BALON EXPANSION CONTROLADA Y GUIA	LONGITUD DE CATÉTER COMPATIBLE CON COLONOSCOPIO; TRES DIÁMETROS DE EXPANSIÓN DEL BALÓN ENTRE 8 Y 10 mm. DIÁMETRO DE CANAL DE TRABAJO DE 2,8 mm	102	21,00%	150,000000	181,500000	OLYMPUS IBERIA, S.A.U.		CIP: 100103796649 - REF:EGBD-410X-1055	GLOBO DE GRAN RESISTENCIA Y MUY TRANSPARENTE, LO QUE FACILITA LA VISUALIZACIÓN DE LA ESTENOSIS DURANTE LA DILATACIÓN. CATÉTER CON MARCADOR CENTRAL ÚNICO, ADECUADO PARA CENTRAR EL BALÓN DURANTE LA DILATACIÓN BAJO VISIÓN ENDOSCÓPICA DE LA ESTENOSIS. PUNTA DISTAL ATRAUMÁTICA QUE PERMITE UNA FÁCIL NAVEGACIÓN A TRAVÉS DEL CANAL DE TRABAJO DEL ENDOSCOPIO, Y QUE EN SITUACIONES DE TORSIÓN PUEDE EVITAR LA ROTURA DEL CANAL. EXTREMOS DEL BALÓN REDONDEADOS, QUE EVITA EL EFECTO EMBUDO DURANTE LA DILATACIÓN	30
3	5	SU.PC.SANI.01.13.20.200001		CATETER DILATACION TUBO DIGESTIVO C/ BALON EXPANSION CONTROLADA Y GUIA	LONGITUD DE CATÉTER COMPATIBLE CON COLONOSCOPIO; TRES DIÁMETROS DE EXPANSIÓN DEL BALÓN ENTRE 8 Y 10 mm. DIÁMETRO DE CANAL DE TRABAJO DE 2,8 mm	102	21,00%	150,000000	181,500000	SISTEMAS TÉCNICOS ENDOSCÓPICOS, S.A		CIP: 100102555018 - REF:MBD-BM-BB2	GLOBO DE GRAN RESISTENCIA TRANSPARENTE PERO DE VISUALIZACIÓN POCO CLARA, LO QUE DIFICULTA LA VISUALIZACIÓN DE LA ESTENOSIS DURANTE LA DILATACIÓN. CATÉTER CON MARCADORES EN LOS EXTREMOS, LO QUE ES MENOS ADECUADO QUE EL MARCADOR CENTRAL PARA POSICIONAR EL BALÓN DURANTE LA DILATACIÓN BAJO VISIÓN ENDOSCÓPICA DE LA ESTENOSIS. PUNTA DISTAL RÍGICDA, LO QUE DIFICULTA LA NAVEGACIÓN A TRAVÉS DEL CANAL DE TRABAJO DEL ENDOSCOPIO, Y QUE EN SITUACIONES DE TORSIÓN PUEDE OCASIONAR LA ROTURA DEL CANAL. EXTREMOS DEL BALÓN REDONDEADOS, QUE EVITA EL EFECTO EMBUDO DURANTE LA DILATACIÓN	10
3	6	SU.PC.SANI.01.13.20.200001		CATETER DILATACION TUBO DIGESTIVO C/ BALON EXPANSION CONTROLADA Y GUIA	LONGITUD DE CATÉTER COMPATIBLE CON COLONOSCOPIO; TRES DIÁMETROS DE EXPANSIÓN DEL BALÓN ENTRE 10 Y 12 mm. DIÁMETRO DE CANAL DE TRABAJO DE 2,8 mm	168	21,00%	150,000000	181,500000	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	OB	CIP-100076016845-REF. CRE-DASE 5868	GLOBO DE GRAN RESISTENCIA PERO MENOS TRANSPARENTE QUE EL DE OLYMPUS, LO QUE FACILITA EN MENOR MEDIDA LA VISUALIZACIÓN DE LA ESTENOSIS DURANTE LA DILATACIÓN. CATÉTER CON MARCADORES EN LOS EXTREMOS, LO QUE ES MENOS ADECUADO QUE EL MARCADOR CENTRAL PARA POSICIONAR EL BALÓN DURANTE LA DILATACIÓN BAJO VISIÓN ENDOSCÓPICA DE LA ESTENOSIS. PUNTA DISTAL ATRAUMÁTICA QUE PERMITE UNA FÁCIL NAVEGACIÓN A TRAVÉS DEL CANAL DE TRABAJO DEL ENDOSCOPIO, Y QUE EN SITUACIONES DE TORSIÓN PUEDE EVITAR LA ROTURA DEL CANAL. EXTREMOS DEL BALÓN REDONDEADOS, QUE EVITA EL EFECTO EMBUDO DURANTE LA DILATACIÓN	20

Agr	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS	Unidades licitar 2 años	%iva	Precio licitacion s/iva	Precio unitario con IVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
3	6	SU.PC.SANI.01.13.20.200001		CATETER DILATACION TUBO DIGESTIVO C/ BALON EXPANSION CONTROLADA Y GUIA	LONGITUD DE CATÉTER COMPATIBLE CON COLONOSCOPIO; TRES DIÁMETROS DE EXPANSIÓN DEL BALÓN ENTRE 10 Y 12 mm. DIÁMETRO DE CANAL DE TRABAJO DE 2,8 mm	168	21,00%	150,000000	181,500000	COOK ESPAÑA, S.A.	OB	CIP-100016773821-REF. HERCULES HBD-W-10-11-12	GLOBO DE GRAN RESISTENCIA PERO MENOS TRANSPARENTE QUE EL DE OLYMPUS, LO QUE FACILITA EN MENOR MEDIDA LA VISUALIZACIÓN DE LA ESTENOSIS DURANTE LA DILATACIÓN. CATÉTER CON MARCADORES EN LOS EXTREMOS, LO QUE ES MENOS ADECUADO QUE EL MARCADOR CENTRAL PARA POSICIONAR EL BALÓN DURANTE LA DILATACIÓN BAJO VISIÓN ENDOSCÓPICA DE LA ESTENOSIS. PUNTA DISTAL ATRAUMÁTICA QUE PERMITE UNA FÁCIL NAVEGACIÓN A TRAVÉS DEL CANAL DE TRABAJO DEL ENDOSCOPIO, Y QUE EN SITUACIONES DE TORSIÓN PUEDE EVITAR LA ROTURA DEL CANAL. EXTREMOS DEL BALÓN EN FORMA DE USO, LO QUE PUEDE OCASIONAR EL EFECTO EMBUDO DURANTE LA DILATACIÓN, ES DECIR, LA MIGRACIÓN DURANTE LA MISMA	10
3	6	SU.PC.SANI.01.13.20.200001		CATETER DILATACION TUBO DIGESTIVO C/ BALON EXPANSION CONTROLADA Y GUIA	LONGITUD DE CATÉTER COMPATIBLE CON COLONOSCOPIO; TRES DIÁMETROS DE EXPANSIÓN DEL BALÓN ENTRE 10 Y 12 mm. DIÁMETRO DE CANAL DE TRABAJO DE 2,8 mm	168	21,00%	150,000000	181,500000	OLYMPUS IBERIA, S.A.U.		CIP: 100103796043 - REF: EGBD-410X-1355	GLOBO DE GRAN RESISTENCIA Y MUY TRANSPARENTE, LO QUE FACILITA LA VISUALIZACIÓN DE LA ESTENOSIS DURANTE LA DILATACIÓN. CATÉTER CON MARCADOR CENTRAL ÚNICO, ADECUADO PARA CENTRAR EL BALÓN DURANTE LA DILATACIÓN BAJO VISIÓN ENDOSCÓPICA DE LA ESTENOSIS. PUNTA DISTAL ATRAUMÁTICA QUE PERMITE UNA FÁCIL NAVEGACIÓN A TRAVÉS DEL CANAL DE TRABAJO DEL ENDOSCOPIO, Y QUE EN SITUACIONES DE TORSIÓN PUEDE EVITAR LA ROTURA DEL CANAL. EXTREMOS DEL BALÓN REDONDEADOS, QUE EVITA EL EFECTO EMBUDO DURANTE LA DILATACIÓN	30
3	6	SU.PC.SANI.01.13.20.200001		CATETER DILATACION TUBO DIGESTIVO C/ BALON EXPANSION CONTROLADA Y GUIA	LONGITUD DE CATÉTER COMPATIBLE CON COLONOSCOPIO; TRES DIÁMETROS DE EXPANSIÓN DEL BALÓN ENTRE 10 Y 12 mm. DIÁMETRO DE CANAL DE TRABAJO DE 2,8 mm	168	21,00%	150,000000	181,500000	SISTEMAS TÉCNICOS ENDOSCÓPICOS, S.A		CIP: 100102561675 - REF: MBD-CM-BB-2	GLOBO DE GRAN RESISTENCIA TRANSPARENTE PERO DE VISUALIZACIÓN POCO CLARA, LO QUE DIFICULTA LA VISUALIZACIÓN DE LA ESTENOSIS DURANTE LA DILATACIÓN. CATÉTER CON MARCADORES EN LOS EXTREMOS, LO QUE ES MENOS ADECUADO QUE EL MARCADOR CENTRAL PARA POSICIONAR EL BALÓN DURANTE LA DILATACIÓN BAJO VISIÓN ENDOSCÓPICA DE LA ESTENOSIS. PUNTA DISTAL RÍGICDA, LO QUE DIFICULTA LA NAVEGACIÓN A TRAVÉS DEL CANAL DE TRABAJO DEL ENDOSCOPIO, Y QUE EN SITUACIONES DE TORSIÓN PUEDE OCASIONAR LA ROTURA DEL CANAL. EXTREMOS DEL BALÓN REDONDEADOS, QUE EVITA EL EFECTO EMBUDO DURANTE LA DILATACIÓN	10
3	7	SU.PC.SANI.01.13.20.200001		CATETER DILATACION TUBO DIGESTIVO C/ BALON EXPANSION CONTROLADA Y GUIA	LONGITUD DE CATÉTER COMPATIBLE CON COLONOSCOPIO; TRES DIÁMETROS DE EXPANSIÓN DEL BALÓN ENTRE 12 Y 15 mm. DIÁMETRO DE CANAL DE TRABAJO DE 2,8 mm	138	21,00%	150,000000	181,500000	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	OB	CIP-100076016946-REF. CRE-DASE 5869	GLOBO DE GRAN RESISTENCIA PERO MENOS TRANSPARENTE QUE EL DE OLYMPUS, LO QUE FACILITA EN MENOR MEDIDA LA VISUALIZACIÓN DE LA ESTENOSIS DURANTE LA DILATACIÓN. CATÉTER CON MARCADORES EN LOS EXTREMOS, LO QUE ES MENOS ADECUADO QUE EL MARCADOR CENTRAL PARA POSICIONAR EL BALÓN DURANTE LA DILATACIÓN BAJO VISIÓN ENDOSCÓPICA DE LA ESTENOSIS. PUNTA DISTAL ATRAUMÁTICA QUE PERMITE UNA FÁCIL NAVEGACIÓN A TRAVÉS DEL CANAL DE TRABAJO DEL ENDOSCOPIO, Y QUE EN SITUACIONES DE TORSIÓN PUEDE EVITAR LA ROTURA DEL CANAL. EXTREMOS DEL BALÓN REDONDEADOS, QUE EVITA EL EFECTO EMBUDO DURANTE LA DILATACIÓN	20
3	7	SU.PC.SANI.01.13.20.200001		CATETER DILATACION TUBO DIGESTIVO C/ BALON EXPANSION CONTROLADA Y GUIA	LONGITUD DE CATÉTER COMPATIBLE CON COLONOSCOPIO; TRES DIÁMETROS DE EXPANSIÓN DEL BALÓN ENTRE 12 Y 15 mm. DIÁMETRO DE CANAL DE TRABAJO DE 2,8 mm	138	21,00%	150,000000	181,500000	COOK ESPAÑA, S.A.	OB	CIP-100016773922-REF. HERCULES HBD-W-12-13.5-15	GLOBO DE GRAN RESISTENCIA PERO MENOS TRANSPARENTE QUE EL DE OLYMPUS, LO QUE FACILITA EN MENOR MEDIDA LA VISUALIZACIÓN DE LA ESTENOSIS DURANTE LA DILATACIÓN. CATÉTER CON MARCADORES EN LOS EXTREMOS, LO QUE ES MENOS ADECUADO QUE EL MARCADOR CENTRAL PARA POSICIONAR EL BALÓN DURANTE LA DILATACIÓN BAJO VISIÓN ENDOSCÓPICA DE LA ESTENOSIS. PUNTA DISTAL ATRAUMÁTICA QUE PERMITE UNA FÁCIL NAVEGACIÓN A TRAVÉS DEL CANAL DE TRABAJO DEL ENDOSCOPIO, Y QUE EN SITUACIONES DE TORSIÓN PUEDE EVITAR LA ROTURA DEL CANAL. EXTREMOS DEL BALÓN EN FORMA DE USO, LO QUE PUEDE OCASIONAR EL EFECTO EMBUDO DURANTE LA DILATACIÓN, ES DECIR, LA MIGRACIÓN DURANTE LA MISMA	10
3	7	SU.PC.SANI.01.13.20.200001		CATETER DILATACION TUBO DIGESTIVO C/ BALON EXPANSION CONTROLADA Y GUIA	LONGITUD DE CATÉTER COMPATIBLE CON COLONOSCOPIO; TRES DIÁMETROS DE EXPANSIÓN DEL BALÓN ENTRE 12 Y 15 mm. DIÁMETRO DE CANAL DE TRABAJO DE 2,8 mm	138	21,00%	150,000000	181,500000	OLYMPUS IBERIA, S.A.U.		CIP: 100103796144 - REF: EGBD-410X-1555	GLOBO DE GRAN RESISTENCIA Y MUY TRANSPARENTE, LO QUE FACILITA LA VISUALIZACIÓN DE LA ESTENOSIS DURANTE LA DILATACIÓN. CATÉTER CON MARCADOR CENTRAL ÚNICO, ADECUADO PARA CENTRAR EL BALÓN DURANTE LA DILATACIÓN BAJO VISIÓN ENDOSCÓPICA DE LA ESTENOSIS. PUNTA DISTAL ATRAUMÁTICA QUE PERMITE UNA FÁCIL NAVEGACIÓN A TRAVÉS DEL CANAL DE TRABAJO DEL ENDOSCOPIO, Y QUE EN SITUACIONES DE TORSIÓN PUEDE EVITAR LA ROTURA DEL CANAL. EXTREMOS DEL BALÓN REDONDEADOS, QUE EVITA EL EFECTO EMBUDO DURANTE LA DILATACIÓN	30

Agr	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS	Unidades licitar 2 años	%iva	Precio licitacion s/iva	Precio unitario con IVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
3	7	SU.PC.SANI.01.13.20.200001		CATETER DILATACION TUBO DIGESTIVO C/ BALON EXPANSION CONTROLADA Y GUIA	LONGITUD DE CATÉTER COMPATIBLE CON COLONOSCOPIO; TRES DIÁMETROS DE EXPANSIÓN DEL BALÓN ENTRE 12 Y 15 mm. DIÁMETRO DE CANAL DE TRABAJO DE 2,8 mm	138	21,00%	150,000000	181,500000	SISTEMAS TÉCNICOS ENDOSCÓPICOS, S.A		CIP: 100102561877 - REF: MBD-DM-BB-2	GLOBO DE GRAN RESISTENCIA TRANSPARENTE PERO DE VISUALIZACIÓN POCO CLARA, LO QUE DIFICULTA LA VISUALIZACIÓN DE LA ESTENOSIS DURANTE LA DILATACIÓN. CATÉTER CON MARCADORES EN LOS EXTREMOS, LO QUE ES MENOS ADECUADO QUE EL MARCADOR CENTRAL PARA POSICIONAR EL BALÓN DURANTE LA DILATACIÓN BAJO VISIÓN ENDOSCÓPICA DE LA ESTENOSIS. PUNTA DISTAL RÍGICDA, LO QUE DIFICULTA LA NAVEGACIÓN A TRAVÉS DEL CANAL DE TRABAJO DEL ENDOSCOPIO, Y QUE EN SITUACIONES DE TORSIÓN PUEDE OCASIONAR LA ROTURA DEL CANAL. EXTREMOS DEL BALÓN REDONDEADOS, QUE EVITA EL EFECTO EMBUDO DURANTE LA DILATACIÓN	10
3	8	SU.PC.SANI.01.13.20.200001		CATETER DILATACION TUBO DIGESTIVO C/ BALON EXPANSION CONTROLADA Y GUIA	LONGITUD DE CATÉTER COMPATIBLE CON COLONOSCOPIO; TRES DIÁMETROS DE EXPANSIÓN DEL BALÓN ENTRE 15 Y 18 mm. DIÁMETRO DE CANAL DE TRABAJO DE 2,8 mm	48	21,00%	150,000000	181,500000	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	OB	CIP-100076025331-REF. CRE-DASE 5870	GLOBO DE GRAN RESISTENCIA PERO MENOS TRANSPARENTE QUE EL DE OLYMPUS, LO QUE FACILITA EN MENOR MEDIDA LA VISUALIZACIÓN DE LA ESTENOSIS DURANTE LA DILATACIÓN. CATÉTER CON MARCADORES EN LOS EXTREMOS, LO QUE ES MENOS ADECUADO QUE EL MARCADOR CENTRAL PARA POSICIONAR EL BALÓN DURANTE LA DILATACIÓN BAJO VISIÓN ENDOSCÓPICA DE LA ESTENOSIS. PUNTA DISTAL ATRAUMÁTICA QUE PERMITE UNA FÁCIL NAVEGACIÓN A TRAVÉS DEL CANAL DE TRABAJO DEL ENDOSCOPIO, Y QUE EN SITUACIONES DE TORSIÓN PUEDE EVITAR LA ROTURA DEL CANAL. EXTREMOS DEL BALÓN REDONDEADOS, QUE EVITA EL EFECTO EMBUDO DURANTE LA DILATACIÓN	20
3	8	SU.PC.SANI.01.13.20.200001		CATETER DILATACION TUBO DIGESTIVO C/ BALON EXPANSION CONTROLADA Y GUIA	LONGITUD DE CATÉTER COMPATIBLE CON COLONOSCOPIO; TRES DIÁMETROS DE EXPANSIÓN DEL BALÓN ENTRE 15 Y 18 mm. DIÁMETRO DE CANAL DE TRABAJO DE 2,8 mm	48	21,00%	150,000000	181,500000	COOK ESPAÑA, S.A.	OB	CIP-100016774033-REF. HERCULES HBD-W-15-16.5-18	GLOBO DE GRAN RESISTENCIA PERO MENOS TRANSPARENTE QUE EL DE OLYMPUS, LO QUE FACILITA EN MENOR MEDIDA LA VISUALIZACIÓN DE LA ESTENOSIS DURANTE LA DILATACIÓN. CATÉTER CON MARCADORES EN LOS EXTREMOS, LO QUE ES MENOS ADECUADO QUE EL MARCADOR CENTRAL PARA POSICIONAR EL BALÓN DURANTE LA DILATACIÓN BAJO VISIÓN ENDOSCÓPICA DE LA ESTENOSIS. PUNTA DISTAL ATRAUMÁTICA QUE PERMITE UNA FÁCIL NAVEGACIÓN A TRAVÉS DEL CANAL DE TRABAJO DEL ENDOSCOPIO, Y QUE EN SITUACIONES DE TORSIÓN PUEDE EVITAR LA ROTURA DEL CANAL. EXTREMOS DEL BALÓN EN FORMA DE USO, LO QUE PUEDE OCASIONAR EL EFECTO EMBUDO DURANTE LA DILATACIÓN, ES DECIR, LA MIGRACIÓN DURANTE LA MISMA	10
3	8	SU.PC.SANI.01.13.20.200001		CATETER DILATACION TUBO DIGESTIVO C/ BALON EXPANSION CONTROLADA Y GUIA	LONGITUD DE CATÉTER COMPATIBLE CON COLONOSCOPIO; TRES DIÁMETROS DE EXPANSIÓN DEL BALÓN ENTRE 15 Y 18 mm. DIÁMETRO DE CANAL DE TRABAJO DE 2,8 mm	48	21,00%	150,000000	181,500000	OLYMPUS IBERIA, S.A.U.		CIP: 100103796346 - REF: EGBD-410X-1855	GLOBO DE GRAN RESISTENCIA Y MUY TRANSPARENTE, LO QUE FACILITA LA VISUALIZACIÓN DE LA ESTENOSIS DURANTE LA DILATACIÓN. CATÉTER CON MARCADOR CENTRAL ÚNICO, ADECUADO PARA CENTRAR EL BALÓN DURANTE LA DILATACIÓN BAJO VISIÓN ENDOSCÓPICA DE LA ESTENOSIS. PUNTA DISTAL ATRAUMÁTICA QUE PERMITE UNA FÁCIL NAVEGACIÓN A TRAVÉS DEL CANAL DE TRABAJO DEL ENDOSCOPIO, Y QUE EN SITUACIONES DE TORSIÓN PUEDE EVITAR LA ROTURA DEL CANAL. EXTREMOS DEL BALÓN REDONDEADOS, QUE EVITA EL EFECTO EMBUDO DURANTE LA DILATACIÓN	30
3	8	SU.PC.SANI.01.13.20.200001		CATETER DILATACION TUBO DIGESTIVO C/ BALON EXPANSION CONTROLADA Y GUIA	LONGITUD DE CATÉTER COMPATIBLE CON COLONOSCOPIO; TRES DIÁMETROS DE EXPANSIÓN DEL BALÓN ENTRE 15 Y 18 mm. DIÁMETRO DE CANAL DE TRABAJO DE 2,8 mm	48	21,00%	150,000000	181,500000	SISTEMAS TÉCNICOS ENDOSCÓPICOS, S.A		CIP: 100102562089 - REF: MBD-EM-BB2	GLOBO DE GRAN RESISTENCIA TRANSPARENTE PERO DE VISUALIZACIÓN POCO CLARA, LO QUE DIFICULTA LA VISUALIZACIÓN DE LA ESTENOSIS DURANTE LA DILATACIÓN. CATÉTER CON MARCADORES EN LOS EXTREMOS, LO QUE ES MENOS ADECUADO QUE EL MARCADOR CENTRAL PARA POSICIONAR EL BALÓN DURANTE LA DILATACIÓN BAJO VISIÓN ENDOSCÓPICA DE LA ESTENOSIS. PUNTA DISTAL RÍGICDA, LO QUE DIFICULTA LA NAVEGACIÓN A TRAVÉS DEL CANAL DE TRABAJO DEL ENDOSCOPIO, Y QUE EN SITUACIONES DE TORSIÓN PUEDE OCASIONAR LA ROTURA DEL CANAL. EXTREMOS DEL BALÓN REDONDEADOS, QUE EVITA EL EFECTO EMBUDO DURANTE LA DILATACIÓN	10
4	9	SU.PC.SANI.01.13.21.200011		DRENAJE BILIAR	PRÓTESIS PANCREÁTICA CON FORMA RECTA, DIÁMETRO 5F, LONGITUD 3 cm. CON FLAP SÓLO DISTAL	90	10,00%	77,000000	84,700000	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	OB	CIP-100095363566-REF. ADVANIX PANC. M00536250	PRÓTESIS QUE CONSIGUE UN GRAN DIÁMETRO INTERNO SIN ALTERAR SU RESISTENCIA. DISPONE DE MARCA DE POSICIONAMIENTO ENDOSCÓPICO, LO QUE FACILITA LA IMPLANTACIÓN. PUNTA DEL EXTREMO PANCREÁTICO DE FORMA AFILADA, LO QUE PERMITE LA NAVEGACIÓN POR UN CONDUCTO PANCREÁTICO FINO	30

Agr	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS	Unidades licitar 2 años	%iva	Precio licitacion s/iva	Precio unitario con IVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
4	9	SU.PC.SANI.01.13.21.200011		DRENAJE BILIAR	PRÓTESIS PANCREÁTICA CON FORMA RECTA, DIÁMETRO 5F, LONGITUD 3 cm. CON FLAP SÓLO DISTAL	90	10,00%	77,000000	84,700000	COOK ESPAÑA, S.A.	OB	CIP-100014047896-REF. GEENEN GPSOS-SF-5-3	PRÓTESIS DE MENOR DIÁMETRO INTERNO QUE LA DE LA OFERTA DE BOSTON, LO QUE PERMITE UN MENOR FLUJO DE LÍQUIDO PANCREÁTICO. NO DISPONE DE MARCA DE POSICIONAMIENTO ENDOSCÓPICO, LO QUE DIFICULTA SU IMPLANTACIÓN. PUNTA DEL EXTREMO PANCREÁTICO DE FORMA REDONDEADA Y NO AFILADA, LO QUE PODRÍA DIFICULTAR LA NAVEGACIÓN POR UN CONDUCTO PANCREÁTICO FINO	10
4	10	SU.PC.SANI.01.13.21.200011		DRENAJE BILIAR	PRÓTESIS PANCREÁTICA CON FORMA RECTA, DIÁMETRO 5F, LONGITUD 5 cm. CON FLAP SÓLO DISTAL	20	10,00%	77,000000	84,700000	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	OB	CIP-100095361445-REF. ADVANIX PANC. M00536270	PRÓTESIS QUE CONSIGUE UN GRAN DIÁMETRO INTERNO SIN ALTERAR SU RESISTENCIA. DISPONE DE MARCA DE POSICIONAMIENTO ENDOSCÓPICO, LO QUE FACILITA LA IMPLANTACIÓN. PUNTA DEL EXTREMO PANCREÁTICO DE FORMA AFILADA, LO QUE PERMITE LA NAVEGACIÓN POR UN CONDUCTO PANCREÁTICO FINO	30
4	10	SU.PC.SANI.01.13.21.200011		DRENAJE BILIAR	PRÓTESIS PANCREÁTICA CON FORMA RECTA, DIÁMETRO 5F, LONGITUD 5 cm. CON FLAP SÓLO DISTAL	20	10,00%	77,000000	84,700000	COOK ESPAÑA, S.A.	OB	CIP-100014047997-REF. GEENEN GPSOS-SF-5-5	PRÓTESIS DE MENOR DIÁMETRO INTERNO QUE LA DE LA OFERTA DE BOSTON, LO QUE PERMITE UN MENOR FLUJO DE LÍQUIDO PANCREÁTICO. NO DISPONE DE MARCA DE POSICIONAMIENTO ENDOSCÓPICO, LO QUE DIFICULTA SU IMPLANTACIÓN. PUNTA DEL EXTREMO PANCREÁTICO DE FORMA REDONDEADA Y NO AFILADA, LO QUE PODRÍA DIFICULTAR LA NAVEGACIÓN POR UN CONDUCTO PANCREÁTICO FINO	10
5	11	SU.PC.SANI.01.13.21.200011		DRENAJE BILIAR	PRÓTESIS PANCREÁTICA CON FORMA RECTA, DIÁMETRO 7F, LONGITUD 4 cm.	30	10,00%	70,000000	77,000000	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	OB	CIP-100095364879-REF. ADVANIX PANC. M00536490	PRÓTESIS QUE CONSIGUE UN GRAN DIÁMETRO INTERNO SIN ALTERAR SU RESISTENCIA. DISPONE DE MARCA DE POSICIONAMIENTO ENDOSCÓPICO, LO QUE FACILITA LA IMPLANTACIÓN. PUNTA DEL EXTREMO PANCREÁTICO DE FORMA AFILADA, LO QUE PERMITE LA NAVEGACIÓN POR UN CONDUCTO PANCREÁTICO FINO	30
5	11	SU.PC.SANI.01.13.21.200011		DRENAJE BILIAR	PRÓTESIS PANCREÁTICA CON FORMA RECTA, DIÁMETRO 7F, LONGITUD 4 cm.	30	10,00%	70,000000	77,000000	COOK ESPAÑA, S.A.	OB	CIP-100015356616-REF. ZIMMON ZSO-7-4	LA OFERTA PRESENTADA NO CUMPLE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS AL TRATARSE DE UN DRENAJE BILIAR TIPO PIG TAIL, CUANDO SE SOLICITA DE FORMA RECTA	0
5	11	SU.PC.SANI.01.13.21.200011		DRENAJE BILIAR	PRÓTESIS PANCREÁTICA CON FORMA RECTA, DIÁMETRO 7F, LONGITUD 4 cm.	30	10,00%	70,000000	77,000000	OLYMPUS IBERIA, S.A.U.		CIP: 100012419457 - REF:N1075530	PRÓTESIS DE MENOR DIÁMETRO INTERNO QUE LA DE LA OFERTA DE BOSTON, LO QUE PERMITE UN MENOR FLUJO DE LÍQUIDO PANCREÁTICO. NO DISPONE DE MARCA DE POSICIONAMIENTO ENDOSCÓPICO, LO QUE DIFICULTA SU IMPLANTACIÓN. PUNTA DEL EXTREMO PANCREÁTICO DE FORMA CÓNICA Y NO AFILADA, LO QUE PERMITE LA NAVEGACIÓN DE MODO ACEPTABLE POR UN CONDUCTO PANCREÁTICO FINO	20
5	12	SU.PC.SANI.01.13.21.200011		DRENAJE BILIAR	PRÓTESIS PANCREÁTICA CON FORMA RECTA, DIÁMETRO 7F, LONGITUD 8 cm.	6	10,00%	70,000000	77,000000	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	OB	CIP-100095365283-REF. ADVANIX PANC. M00536530	PRÓTESIS QUE CONSIGUE UN GRAN DIÁMETRO INTERNO SIN ALTERAR SU RESISTENCIA. DISPONE DE MARCA DE POSICIONAMIENTO ENDOSCÓPICO, LO QUE FACILITA LA IMPLANTACIÓN. PUNTA DEL EXTREMO PANCREÁTICO DE FORMA AFILADA, LO QUE PERMITE LA NAVEGACIÓN POR UN CONDUCTO PANCREÁTICO FINO	30
5	12	SU.PC.SANI.01.13.21.200011		DRENAJE BILIAR	PRÓTESIS PANCREÁTICA CON FORMA RECTA, DIÁMETRO 7F, LONGITUD 8 cm.	6	10,00%	70,000000	77,000000	COOK ESPAÑA, S.A.	OB	CIP-100015357121-REF. ZIMMON ZSO-7-9	LA OFERTA PRESENTADA NO CUMPLE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS AL TRATARSE DE UN DRENAJE BILIAR TIPO PIG TAIL, CUANDO SE SOLICITA DE FORMA RECTA	0
5	12	SU.PC.SANI.01.13.21.200011		DRENAJE BILIAR	PRÓTESIS PANCREÁTICA CON FORMA RECTA, DIÁMETRO 7F, LONGITUD 8 cm.	6	10,00%	70,000000	77,000000	OLYMPUS IBERIA, S.A.U.		CIP: 100012419659 - REF: N1075730	PRÓTESIS DE MENOR DIÁMETRO INTERNO QUE LA DE LA OFERTA DE BOSTON, LO QUE PERMITE UN MENOR FLUJO DE LÍQUIDO PANCREÁTICO. NO DISPONE DE MARCA DE POSICIONAMIENTO ENDOSCÓPICO, LO QUE DIFICULTA SU IMPLANTACIÓN. PUNTA DEL EXTREMO PANCREÁTICO DE FORMA CÓNICA Y NO AFILADA, LO QUE PERMITE LA NAVEGACIÓN DE MODO ACEPTABLE POR UN CONDUCTO PANCREÁTICO FINO	20

Agr	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS	Unidades licitar 2 años	%iva	Precio licitacion s/iva	Precio unitario con IVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
6	13	SU.PC.SANI.01.13.21.200011		DRENAJE BILIAR	FORMA DOBLE PIGTAIL, DIÁMETRO 10 F, LONGITUD ENTRE PIGTAIL 5 cm	140	10,00%	45,500000	50,050000	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	OB	CIP-100043963877-REF. ADVANIX 3226	PRÓTESIS QUE CONSIGUE UN GRAN DIÁMETRO INTERNO SIN ALTERAR SU RESISTENCIA. DISPONE DE MARCA DE POSICIONAMIENTO ENDOSCÓPICO, LO QUE FACILITA LA IMPLANTACIÓN. BIEN COMPENSADA EN CUANTO A RIGIDEZ/FLEXIBILIDAD, LO QUE DISMINUYE LA POSIBILIDAD DE IMPACTACIÓN O PERFORACIÓN EN EL CASO DE MIGRACIÓN. MULTIPERFORADO Y CON ADECUADA CURVATURA DEL PIGTAIL	30
6	13	SU.PC.SANI.01.13.21.200011		DRENAJE BILIAR	FORMA DOBLE PIGTAIL, DIÁMETRO 10 F, LONGITUD ENTRE PIGTAIL 5 cm	140	10,00%	45,500000	50,050000	SISTEMAS TÉCNICOS ENDOSCÓPICOS, S.A		CIP: 100138496745 - REF: BPDS-31993-1005	PRÓTESIS DE MENOR DIÁMETRO INTERNO QUE LA DE LA OFERTA DE BOSTON, LO QUE PERMITE UN MENOR FLUJO DE LÍQUIDO BILIAR. NO DISPONE DE MARCA DE POSICIONAMIENTO ENDOSCÓPICO, LO QUE DIFICULTA SU IMPLANTACIÓN. PRESENTA MAYOR RIGIDEZ DEL CATÉTER QUE LA OFERTA DE BOSTON, LO QUE OUEDE PROVOCAR UNA IMPACTACIÓN O PERFORACIÓN EN EL CASO DE MIGRACIÓN. MULTIPERFORADO Y CON ADECUADA CURVATURA DEL PIGTAIL	10
6	14	SU.PC.SANI.01.13.21.200011		DRENAJE BILIAR	FORMA DOBLE PIGTAIL, DIÁMETRO 10 F, LONGITUD ENTRE PIGTAIL 10 cm	20	10,00%	45,500000	50,050000	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	OB	CIP-100043964089-REF. ADVANIX 3229	PRÓTESIS QUE CONSIGUE UN GRAN DIÁMETRO INTERNO SIN ALTERAR SU RESISTENCIA. DISPONE DE MARCA DE POSICIONAMIENTO ENDOSCÓPICO, LO QUE FACILITA LA IMPLANTACIÓN. BIEN COMPENSADA EN CUANTO A RIGIDEZ/FLEXIBILIDAD, LO QUE DISMINUYE LA POSIBILIDAD DE IMPACTACIÓN O PERFORACIÓN EN EL CASO DE MIGRACIÓN. MULTIPERFORADO Y CON ADECUADA CURVATURA DEL PIGTAIL	30
6	14	SU.PC.SANI.01.13.21.200011		DRENAJE BILIAR	FORMA DOBLE PIGTAIL, DIÁMETRO 10 F, LONGITUD ENTRE PIGTAIL 10 cm	20	10,00%	45,500000	50,050000	SISTEMAS TÉCNICOS ENDOSCÓPICOS, S.A		CIP: 100138496846 - REF: BPDS-31993-1010	PRÓTESIS DE MENOR DIÁMETRO INTERNO QUE LA DE LA OFERTA DE BOSTON, LO QUE PERMITE UN MENOR FLUJO DE LÍQUIDO BILIAR. NO DISPONE DE MARCA DE POSICIONAMIENTO ENDOSCÓPICO, LO QUE DIFICULTA SU IMPLANTACIÓN. PRESENTA MAYOR RIGIDEZ DEL CATÉTER QUE LA OFERTA DE BOSTON, LO QUE OUEDE PROVOCAR UNA IMPACTACIÓN O PERFORACIÓN EN EL CASO DE MIGRACIÓN. MULTIPERFORADO Y CON ADECUADA CURVATURA DEL PIGTAIL	10
7	15	SU.PC.SANI.01.13.21.200011		DRENAJE BILIAR	FORMA RECTA, CON DOBLADO DUODENAL, DIÁMETRO 10F, LONGITUD 12 cm ENTRE FLAPS	10	10,00%	54,200000	59,620000	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	OB	CIP-100047955193-REF. ADVANIX 3302	PRÓTESIS QUE CONSIGUE UN GRAN DIÁMETRO INTERNO SIN ALTERAR SU RESISTENCIA. DISPONE DE MARCA DE POSICIONAMIENTO ENDOSCÓPICO, LO QUE FACILITA LA IMPLANTACIÓN.	30
7	15	SU.PC.SANI.01.13.21.200011		DRENAJE BILIAR	FORMA RECTA, CON DOBLADO DUODENAL, DIÁMETRO 10F, LONGITUD 12 cm ENTRE FLAPS	10	10,00%	54,200000	59,620000	OLYMPUS IBERIA, S.A.U.		CIP: 100086584185 - REF: N4527730	PRÓTESIS QUE CONSIGUE UN LIGERO MENOR DIÁMETRO INTERNO QUE LA DE BOSTON, LO QUE SUPONE ALGO MENOS DE FLUJO BILIAR. NO DISPONE DE MARCA DE POSICIONAMIENTO ENDOSCÓPICO, LO QUE SUPONE MENOR FACILIDAD DE IMPLANTACIÓN, AUNQUE AL TENER DOBLADO DUODENAL,SE IDENTIFICA CUANDO ESTÁ PROXIMA A COMPLETARSE LA LIBERACIÓN DE LA PRÓTESIS	20
7	16	SU.PC.SANI.01.13.21.200011		DRENAJE BILIAR	FORMA RECTA, CON DOBLADO DUODENAL, DIÁMETRO 12F, LONGITUD 7 cm ENTRE FLAPS	10	10,00%	54,200000	59,620000	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	OB	CIP-100047954587-REF. ADVANIX 3297	PRÓTESIS QUE CONSIGUE UN GRAN DIÁMETRO INTERNO SIN ALTERAR SU RESISTENCIA. DISPONE DE MARCA DE POSICIONAMIENTO ENDOSCÓPICO, LO QUE FACILITA LA IMPLANTACIÓN.	30
7	16	SU.PC.SANI.01.13.21.200011		DRENAJE BILIAR	FORMA RECTA, CON DOBLADO DUODENAL, DIÁMETRO 12F, LONGITUD 7 cm ENTRE FLAPS	10	10,00%	54,200000	59,620000	OLYMPUS IBERIA, S.A.U.		CIP: 100086584084 - REF:N4528230	PRÓTESIS QUE CONSIGUE UN LIGERO MENOR DIÁMETRO INTERNO QUE LA DE BOSTON, LO QUE SUPONE ALGO MENOS DE FLUJO BILIAR. NO DISPONE DE MARCA DE POSICIONAMIENTO ENDOSCÓPICO, LO QUE SUPONE MENOR FACILIDAD DE IMPLANTACIÓN, AUNQUE AL TENER DOBLADO DUODENAL,SE IDENTIFICA CUANDO ESTÁ PROXIMA A COMPLETARSE LA LIBERACIÓN DE LA PRÓTESIS	20
7	17	SU.PC.SANI.01.13.21.200011		DRENAJE BILIAR	FORMA RECTA, CON DOBLADO DUODENAL, DIÁMETRO 12F, LONGITUD 12 cm ENTRE FLAPS	10	10,00%	54,200000	59,620000	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	OB	CIP-100046950849-REF. ADVANIX 3303	PRÓTESIS QUE CONSIGUE UN GRAN DIÁMETRO INTERNO SIN ALTERAR SU RESISTENCIA. DISPONE DE MARCA DE POSICIONAMIENTO ENDOSCÓPICO, LO QUE FACILITA LA IMPLANTACIÓN.	30
7	17	SU.PC.SANI.01.13.21.200011		DRENAJE BILIAR	FORMA RECTA, CON DOBLADO DUODENAL, DIÁMETRO 12F, LONGITUD 12 cm ENTRE FLAPS	10	10,00%	54,200000	59,620000	OLYMPUS IBERIA, S.A.U.		CIP: 100086574689 - REF: N4528530	PRÓTESIS QUE CONSIGUE UN LIGERO MENOR DIÁMETRO INTERNO QUE LA DE BOSTON, LO QUE SUPONE ALGO MENOS DE FLUJO BILIAR. NO DISPONE DE MARCA DE POSICIONAMIENTO ENDOSCÓPICO, LO QUE SUPONE MENOR FACILIDAD DE IMPLANTACIÓN, AUNQUE AL TENER DOBLADO DUODENAL,SE IDENTIFICA CUANDO ESTÁ PROXIMA A COMPLETARSE LA LIBERACIÓN DE LA PRÓTESIS	20

Agr	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS	Unidades licitar 2 años	%iva	Precio licitacion s/iva	Precio unitario con IVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
7	18	SU.PC.SANI.01.13.21.200011		DRENAJE BILIAR	FORMA RECTA, CON DOBLADO DUODENAL, DIÁMETRO 8F, LONGITUD 7 cm ENTRE FLAPS	10	10,00%	54,200000	59,620000	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	OB	CIP-100047954880-REF. ADVANIX 3294	PRÓTESIS QUE CONSIGUE UN GRAN DIÁMETRO INTERNO SIN ALTERAR SU RESISTENCIA. DISPONE DE MARCA DE POSICIONAMIENTO ENDOSCÓPICO, LO QUE FACILITA LA IMPLANTACIÓN.	30
7	18	SU.PC.SANI.01.13.21.200011		DRENAJE BILIAR	FORMA RECTA, CON DOBLADO DUODENAL, DIÁMETRO 8F, LONGITUD 7 cm ENTRE FLAPS	10	10,00%	54,200000	59,620000	OLYMPUS IBERIA, S.A.U.		CIP: 100086575295 - REF: N4526630	PRÓTESIS QUE CONSIGUE UN LIGERO MENOR DIÁMETRO INTERNO QUE LA DE BOSTON, LO QUE SUPONE ALGO MENOS DE FLUJO BILIAR. NO DISPONE DE MARCA DE POSICIONAMIENTO ENDOSCÓPICO, LO QUE SUPONE MENOR FACILIDAD DE IMPLANTACIÓN, AUNQUE AL TENER DOBLADO DUODENAL,SE IDENTIFICA CUANDO ESTÁ PROXIMA A COMPLETARSE LA LIBERACIÓN DE LA PRÓTESIS	20
7	19	SU.PC.SANI.01.13.21.200011		DRENAJE BILIAR	FORMA RECTA, CON DOBLADO DUODENAL, DIÁMETRO 8F, LONGITUD 9 cm ENTRE FLAPS	10	10,00%	54,200000	59,620000	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	OB	CIP-100047954486-REF. ADVANIX 3295	PRÓTESIS QUE CONSIGUE UN GRAN DIÁMETRO INTERNO SIN ALTERAR SU RESISTENCIA. DISPONE DE MARCA DE POSICIONAMIENTO ENDOSCÓPICO, LO QUE FACILITA LA IMPLANTACIÓN.	30
7	19	SU.PC.SANI.01.13.21.200011		DRENAJE BILIAR	FORMA RECTA, CON DOBLADO DUODENAL, DIÁMETRO 8F, LONGITUD 9 cm ENTRE FLAPS	10	10,00%	54,200000	59,620000	OLYMPUS IBERIA, S.A.U.		CIP: 100086584387 - REF: N4526730	PRÓTESIS QUE CONSIGUE UN LIGERO MENOR DIÁMETRO INTERNO QUE LA DE BOSTON, LO QUE SUPONE ALGO MENOS DE FLUJO BILIAR. NO DISPONE DE MARCA DE POSICIONAMIENTO ENDOSCÓPICO, LO QUE SUPONE MENOR FACILIDAD DE IMPLANTACIÓN, AUNQUE AL TENER DOBLADO DUODENAL,SE IDENTIFICA CUANDO ESTÁ PROXIMA A COMPLETARSE LA LIBERACIÓN DE LA PRÓTESIS	20
7	20	SU.PC.SANI.01.13.21.200011		DRENAJE BILIAR	FORMA RECTA, CON DOBLADO DUODENAL, DIÁMETRO 8F, LONGITUD 12 cm ENTRE FLAPS	10	10,00%	54,200000	59,620000	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	OB	CIP-100047954981-REF. ADVANIX 3296	PRÓTESIS QUE CONSIGUE UN GRAN DIÁMETRO INTERNO SIN ALTERAR SU RESISTENCIA. DISPONE DE MARCA DE POSICIONAMIENTO ENDOSCÓPICO, LO QUE FACILITA LA IMPLANTACIÓN.	30
7	20	SU.PC.SANI.01.13.21.200011		DRENAJE BILIAR	FORMA RECTA, CON DOBLADO DUODENAL, DIÁMETRO 8F, LONGITUD 12 cm ENTRE FLAPS	10	10,00%	54,200000	59,620000	OLYMPUS IBERIA, S.A.U.		CIP: 100086584286 - REF: N4526930	PRÓTESIS QUE CONSIGUE UN LIGERO MENOR DIÁMETRO INTERNO QUE LA DE BOSTON, LO QUE SUPONE ALGO MENOS DE FLUJO BILIAR. NO DISPONE DE MARCA DE POSICIONAMIENTO ENDOSCÓPICO, LO QUE SUPONE MENOR FACILIDAD DE IMPLANTACIÓN, AUNQUE AL TENER DOBLADO DUODENAL,SE IDENTIFICA CUANDO ESTÁ PROXIMA A COMPLETARSE LA LIBERACIÓN DE LA PRÓTESIS	20
7	21	SU.PC.SANI.01.13.21.200011		DRENAJE BILIAR	FORMA RECTA, CON DOBLADO DUODENAL, DIÁMETRO 10F, LONGITUD 7 cm ENTRE FLAPS	80	10,00%	54,200000	59,620000	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	OB	CIP-100046950647-REF. ADVANIX 3300	PRÓTESIS QUE CONSIGUE UN GRAN DIÁMETRO INTERNO SIN ALTERAR SU RESISTENCIA. DISPONE DE MARCA DE POSICIONAMIENTO ENDOSCÓPICO, LO QUE FACILITA LA IMPLANTACIÓN.	30
7	21	SU.PC.SANI.01.13.21.200011		DRENAJE BILIAR	FORMA RECTA, CON DOBLADO DUODENAL, DIÁMETRO 10F, LONGITUD 7 cm ENTRE FLAPS	80	10,00%	54,200000	59,620000	OLYMPUS IBERIA, S.A.U.		CIP: 100086574982 - REF: N4527430	PRÓTESIS QUE CONSIGUE UN LIGERO MENOR DIÁMETRO INTERNO QUE LA DE BOSTON, LO QUE SUPONE ALGO MENOS DE FLUJO BILIAR. NO DISPONE DE MARCA DE POSICIONAMIENTO ENDOSCÓPICO, LO QUE SUPONE MENOR FACILIDAD DE IMPLANTACIÓN, AUNQUE AL TENER DOBLADO DUODENAL,SE IDENTIFICA CUANDO ESTÁ PROXIMA A COMPLETARSE LA LIBERACIÓN DE LA PRÓTESIS	20
7	22	SU.PC.SANI.01.13.21.200011		DRENAJE BILIAR	FORMA RECTA, CON DOBLADO DUODENAL, DIÁMETRO 10F, LONGITUD 9 cm ENTRE FLAPS	80	10,00%	54,200000	59,620000	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	OB	CIP-100047955092-REF. ADVANIX 3301	PRÓTESIS QUE CONSIGUE UN GRAN DIÁMETRO INTERNO SIN ALTERAR SU RESISTENCIA. DISPONE DE MARCA DE POSICIONAMIENTO ENDOSCÓPICO, LO QUE FACILITA LA IMPLANTACIÓN.	30
7	22	SU.PC.SANI.01.13.21.200011		DRENAJE BILIAR	FORMA RECTA, CON DOBLADO DUODENAL, DIÁMETRO 10F, LONGITUD 9 cm ENTRE FLAPS	80	10,00%	54,200000	59,620000	OLYMPUS IBERIA, S.A.U.		CIP: 100086576205 - REF: N4527530	PRÓTESIS QUE CONSIGUE UN LIGERO MENOR DIÁMETRO INTERNO QUE LA DE BOSTON, LO QUE SUPONE ALGO MENOS DE FLUJO BILIAR. NO DISPONE DE MARCA DE POSICIONAMIENTO ENDOSCÓPICO, LO QUE SUPONE MENOR FACILIDAD DE IMPLANTACIÓN, AUNQUE AL TENER DOBLADO DUODENAL,SE IDENTIFICA CUANDO ESTÁ PROXIMA A COMPLETARSE LA LIBERACIÓN DE LA PRÓTESIS	20
7	23	SU.PC.SANI.01.13.21.200011		DRENAJE BILIAR	FORMA RECTA, CON DOBLADO DUODENAL, DIÁMETRO 12F, LONGITUD 9 cm ENTRE FLAPS	20	10,00%	43,830000	48,213000	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	OB	CIP-100047955294-REF. ADVANIX 3304	PRÓTESIS QUE CONSIGUE UN GRAN DIÁMETRO INTERNO SIN ALTERAR SU RESISTENCIA. DISPONE DE MARCA DE POSICIONAMIENTO ENDOSCÓPICO, LO QUE FACILITA LA IMPLANTACIÓN.	30

Agr	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS	Unidades licitar 2 años	%iva	Precio licitacion s/iva	Precio unitario con IVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
7	23	SU.PC.SANI.01.13.21.200011		DRENAJE BILIAR	FORMA RECTA, CON DOBLADO DUODENAL, DIÁMETRO 12F, LONGITUD 9 cm ENTRE FLAPS	20	10,00%	43,830000	48,213000	OLYMPUS IBERIA, S.A.U.		CIP: 100086576003 - REF: N4528330	PRÓTESIS QUE CONSIGUE UN LIGERO MENOR DIÁMETRO INTERNO QUE LA DE BOSTON, LO QUE SUPONE ALGO MENOS DE FLUJO BILIAR. NO DISPONE DE MARCA DE POSICIONAMIENTO ENDOSCÓPICO, LO QUE SUPONE MENOR FACILIDAD DE IMPLANTACIÓN, AUNQUE AL TENER DOBLADO DUODENAL,SE IDENTIFICA CUANDO ESTÁ PROXIMA A COMPLETARSE LA LIBERACIÓN DE LA PRÓTESIS	20
8	24	SU.PC.SANI.01.13.21.200012		INTRODUCTOR DRENAJE BILIAR	INTRODUCTOR PARA PRÓTESIS BILIARES DE 10F DE DIÁMETRO	80	21,00%	101,796296	123,173518	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	OB	CIP-100032063876-REF. INTR. ADVANIX 3358	PRESENTA UNA ÚNICA MARCA RADIOLÓGICAS EN LA PUNTA DISTAL DEL CATÉTER GUÍA, LO QUE SUPONE UN MENOR CONTROL RADIOLÓGICO DEL POSICIONAMIENTO DEL CATÉTER, Y QUE NO SIRVE COMO MEDIDOR INDIRECTO DE LA LONGITUD DE LA ESTENOSIS Y DE LA LOCALIZACIÓN DE LA POSICIÓN DE LIBERACIÓN DE LA PRÓTESIS. EL CABLE DE AJUSTE DE ACERO INOXIDABLE NECESARIO PARA LA LIBERACIÓN DE LA PRÓTESIS PUEDE DOBLARSE INADVERTIDAMENTE DURANTE LA MANIPULACIÓN Y DEJAR DEFORMADO EL CABLE DE AJUSTE, DIFICULTANDO SU LIBERACIÓN	10
8	24	SU.PC.SANI.01.13.21.200012		INTRODUCTOR DRENAJE BILIAR	INTRODUCTOR PARA PRÓTESIS BILIARES DE 10F DE DIÁMETRO	80	21,00%	101,796296	123,173518	COOK ESPAÑA, S.A.	OB	CIP-100005833028-REF. OASIS OA-10	PRESENTA MÚLTIPLES MARCAS RADIOLÓGICAS EN EL CATÉTER GUÍA, LO QUE PERMITE UN CONTROL RADIOLÓGICO DEL POSICIONAMIENTO DEL CATÉTER, QUE EVITA LA INTRODUCCIÓN EXCESIVA, Y SIRVE COMO MEDIDOR INDIRECTO DE LA LONGITUD DE LA ESTENOSIS Y LOCALIZACIÓN DE LA POSICIÓN DE LIBERACIÓN DE LA PRÓTESIS. EL INTRODUCTOR ES DE UNA SÓLA PIEZA, SIN DISPONER DE CABLE DE LIBERACIÓN, CON LO CUAL SE EVITAN LAS DEFORMACIONES INADVERTIDAS QUE DIFULTARÍAN CONTINUAR CON LA LIBERACIÓN	30
8	25	SU.PC.SANI.01.13.21.200012		INTRODUCTOR DRENAJE BILIAR	INTRODUCTOR PARA PRÓTESIS BILIARES DE 8 Y 8,5 F DE DIÁMETRO	10	21,00%	101,796296	123,173518	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	OB	CIP-100032054683-REF. INTR. ADVANIX 3357	PRESENTA UNA ÚNICA MARCA RADIOLÓGICAS EN LA PUNTA DISTAL DEL CATÉTER GUÍA, LO QUE SUPONE UN MENOR CONTROL RADIOLÓGICO DEL POSICIONAMIENTO DEL CATÉTER, Y QUE NO SIRVE COMO MEDIDOR INDIRECTO DE LA LONGITUD DE LA ESTENOSIS Y DE LA LOCALIZACIÓN DE LA POSICIÓN DE LIBERACIÓN DE LA PRÓTESIS. EL CABLE DE AJUSTE DE ACERO INOXIDABLE NECESARIO PARA LA LIBERACIÓN DE LA PRÓTESIS PUEDE DOBLARSE INADVERTIDAMENTE DURANTE LA MANIPULACIÓN Y DEJAR DEFORMADO EL CABLE DE AJUSTE, DIFICULTANDO SU LIBERACIÓN	10
8	25	SU.PC.SANI.01.13.21.200012		INTRODUCTOR DRENAJE BILIAR	INTRODUCTOR PARA PRÓTESIS BILIARES DE 8 Y 8,5 F DE DIÁMETRO	10	21,00%	101,796296	123,173518	COOK ESPAÑA, S.A.	OB	CIP-100005833129-REF. OASIS OA-8.5	PRESENTA MÚLTIPLES MARCAS RADIOLÓGICAS EN EL CATÉTER GUÍA, LO QUE PERMITE UN CONTROL RADIOLÓGICO DEL POSICIONAMIENTO DEL CATÉTER, QUE EVITA LA INTRODUCCIÓN EXCESIVA, Y SIRVE COMO MEDIDOR INDIRECTO DE LA LONGITUD DE LA ESTENOSIS Y LOCALIZACIÓN DE LA POSICIÓN DE LIBERACIÓN DE LA PRÓTESIS. EL INTRODUCTOR ES DE UNA SÓLA PIEZA, SIN DISPONER DE CABLE DE LIBERACIÓN, CON LO CUAL SE EVITAN LAS DEFORMACIONES INADVERTIDAS QUE DIFULTARÍAN CONTINUAR CON LA LIBERACIÓN	30
8	26	SU.PC.SANI.01.13.21.200012		INTRODUCTOR DRENAJE BILIAR	INTRODUCTOR PARA PRÓTESIS BILIARES DE 11,5 Y 12 F DE DIÁMETRO	10	21,00%	101,796296	123,173518	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	OB	CIP-100032054582-REF. INTR. ADVANIX 3356	PRESENTA UNA ÚNICA MARCA RADIOLÓGICAS EN LA PUNTA DISTAL DEL CATÉTER GUÍA, LO QUE SUPONE UN MENOR CONTROL RADIOLÓGICO DEL POSICIONAMIENTO DEL CATÉTER, Y QUE NO SIRVE COMO MEDIDOR INDIRECTO DE LA LONGITUD DE LA ESTENOSIS Y DE LA LOCALIZACIÓN DE LA POSICIÓN DE LIBERACIÓN DE LA PRÓTESIS. EL CABLE DE AJUSTE DE ACERO INOXIDABLE NECESARIO PARA LA LIBERACIÓN DE LA PRÓTESIS PUEDE DOBLARSE INADVERTIDAMENTE DURANTE LA MANIPULACIÓN Y DEJAR DEFORMADO EL CABLE DE AJUSTE, DIFICULTANDO SU LIBERACIÓN	10

Agr	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS	Unidades licitar 2 años	%iva	Precio licitacion s/iva	Precio unitario con IVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
8	26	SU.PC.SANI.01.13.21.200012		INTRODUCTOR DRENAJE BILIAR	INTRODUCTOR PARA PRÓTESIS BILIARES DE 11,5 Y 12 F DE DIÁMETRO	10	21,00%	101,796296	123,173518	COOK ESPAÑA, S.A.	OB	CIP-100005832917-REF. OASIS OA-11.5	PRESENTA MÚLTIPLES MARCAS RADIOLÓGICAS EN EL CATÉTER GUÍA, LO QUE PERMITE UN CONTROL RADIOLÓGICO DEL POSICIONAMIENTO DEL CATÉTER, QUE EVITA LA INTRODUCCIÓN EXCESIVA, Y SIRVE COMO MEDIDOR INDIRECTO DE LA LONGITUD DE LA ESTENOSIS Y LOCALIZACIÓN DE LA POSICIÓN DE LIBERACIÓN DE LA PRÓTESIS. EL INTRODUCTOR ES DE UNA SÓLA PIEZA, SIN DISPONER DE CABLE DE LIBERACIÓN, CON LO CUAL SE EVITAN LAS DEFORMACIONES INADVERTIDAS QUE DIFULTARÍAN CONTINUAR CON LA LIBERACIÓN	30
9	27	SU.PC.SANI.01.13.23.300000		CATETER ABLACION POR RADIOFRECUENCIA 360º	DEBERÁ CEDER EN USO PARA CADA CASO A REALIZAR, EL GENERADOR DE RADIOFRECUENCIA COMPATIBLE CON EL CATÉTER OFERTADO	2	21,00%	2.500,000000	3.025,000000	MEDTRONIC IBERICA, S.A.		CIP: 100100526720 - REF: 64082	LA OFERTA PRESENTADA ES MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADA	30
9	28	SU.PC.SANI.01.13.23.300001 - CATETER ABLACION POR RADIOFRECUENCIA 90º		CATETER ABLACION POR RADIOFRECUENCIA 90º	DEBERÁ CEDER EN USO PARA CADA CASO A REALIZAR, EL GENERADOR DE RADIOFRECUENCIA COMPATIBLE CON EL CATÉTER OFERTADO	2	21,00%	1.310,000000	1.585,100000	MEDTRONIC IBERICA, S.A.		CIP: 100022274594 - REF: 90-9100	LA OFERTA PRESENTADA ES MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADA	30
10	29	SU.PC.SANI.01.13.30.201000		CATETER BRONQUIAL LAVADO BRONCO-ALVEOLAR	CATÉTER BALÓN PARA BLOQUEO BRONQUIAL, LONGITUD COMPATIBLE CON VIDEOBRONCOSCOPIOS ESTÁNDAR. DIÁMETRO DEL CATÉTER COMPATIBLE CON CANAL DE TRABAJO DE 2 MM. DIÁMETRO MÁXIMO DE EXPANSIÓN DEL BALÓN DE 11 MM	20	21,00%	208,867769	252,730000	OLYMPUS IBERIA, S.A.U.		CIP: 100000880795 - REF: N3530530	LA OFERTA ES MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	30
10	30	SU.PC.SANI.01.13.30.201000		CATETER BRONQUIAL TAPONAMIENTO C/ BALON	CATÉTER BALÓN PARA BLOQUEO BRONQUIAL, LONGITUD COMPATIBLE CON VIDEOBRONCOSCOPIOS ESTÁNDAR. DIÁMETRO DEL CATÉTER COMPATIBLE CON CANAL DE TRABAJO DE 2,8 MM. DIÁMETRO MÁXIMO DE EXPANSIÓN DEL BALÓN DE 13 MM	10	21,00%	208,867769	252,730000	OLYMPUS IBERIA, S.A.U.		CIP: 100013498941 - REF: 026921	LA OFERTA ES MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	30
11	31	SU.PC.SANI.01.13.23.505000		ASA POLIPECTOMIA	DIÁMETRO DEL ASA 10 mm, forma redondeada/oval, compatible para corte en frío y con electrobisturí	860	21,00%	14,000000	16,940000	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	OB	CIP-100093769766-REF. CAPTIVATOR II 6122	MANGO ERGONÓMICO ADAPTADO PARA TODO TIPO DE MANOS, INCLUIDAS LAS PEQUEÑAS. EL ASA MANTIENE LA FORMA TRAS NUMEROSAS APERTURAS Y MANIPULACIÓN DE LA LESIÓN, LO QUE GARANTIZA EL PODERLA USAR PARA EXTIRPAR VARIOS PÓLIPOS EN EL MISMO PACIENTE, EVITANDO LA NECESIDAD DE USAR UNA NUEVA ASA	30
11	31	SU.PC.SANI.01.13.23.505000		ASA POLIPECTOMIA	DIÁMETRO DEL ASA 10 mm, forma redondeada/oval, compatible para corte en frío y con electrobisturí	860	21,00%	14,000000	16,940000	CARDIOLINK, S.L.	OB	CIP-100138050246-REF.AMH-SNER241024	MANGO MENOS ERGONÓMICO PARA MANOS PEQUEÑAS. EL MECANISMO DE APERTURA Y CIERRE RESULTA ALGO DIFICULTOSO, REQUIRIENDO MAYOR FUERZA PARA SU MANIPULACIÓN. TIENE COMO CARACTERÍSTICA QUE EL ASA ES ROTATORIA, LO QUE PODRÍA SUPONER UNA MEJORA, PERO SI EL ENDOSCOPIO NO ESTÁ RECTIFICADO, REALIZA EL GIRO CON EFECTO HÉLICE, POR LO QUE NO SE CONSIGUE EL EFECTO DE CONTROL SOBRE EL GIRO DESEADO. EL ASA MANTIENE LA FORMA TRAS VARIAS APERTURAS Y MANIPULACIÓN DE LA LESIÓN, PERO NO EN TAN NUMEROSAS OCASIONES COMO LAS OFERTAS DE BOSTON Y OLYMPUS, LO QUE PUEDE PERMITE EL PODERLA USAR PARA EXTIRPAR VARIOS PÓLIPOS EN EL MISMO PACIENTE, PUDIENDO SER NECESARIO EL USO DE UNA SEGUNDA ASA SI ÉSTOS SON NUMEROSOS	10

Agr	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS	Unidades licitar 2 años	%iva	Precio licitacion s/iva	Precio unitario con IVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
11	31	SU.PC.SANI.01.13.23.505000		ASA POLIPECTOMIA	DIÁMETRO DEL ASA 10 mm, forma redondeada/oval, compatible para corte en frío y con electrobisturí	860	21,00%	14,000000	16,940000	COOK ESPAÑA, S.A.	OB	CIP-100028859407-REF. ACUSNARE-SOFT SASM-1-S	LA OFERTA PRESENTADA NO CUMPLE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS, AL TRATARSE DE UN ASA DE DIÁMETRO DE 15 mm, CUANDO SE SOLICITA DE 10 mm	0
11	31	SU.PC.SANI.01.13.23.505000		ASA POLIPECTOMIA	DIÁMETRO DEL ASA 10 mm, forma redondeada/oval, compatible para corte en frío y con electrobisturí	860	21,00%	14,000000	16,940000	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	OB	CIP-100134402904-REF. MTMED129MUC/MED-129-MUC	MANGO MENOS ERGONÓMICO PARA MANOS PEQUEÑAS. EL ASA NO MANTIENE LA FORMA TRAS NUMEROSAS APERTURAS Y MANIPULACIÓN DE LA LESIÓN, ES DECIR, SU LAZO ES FÁCILMENTE DEFORMABLE, LO QUE NO GARANTIZA EL PODERLA USAR PARA EXTIRPAR VARIOS PÓLIPOS EN EL MISMO PACIENTE, PUDIENDO SUPONER LA NECESIDAD DE USAR UNA NUEVA ASA, LO QUE LA HACE MENOS RENTABLE	10
11	31	SU.PC.SANI.01.13.23.505000		ASA POLIPECTOMIA	DIÁMETRO DEL ASA 10 mm, forma redondeada/oval, compatible para corte en frío y con electrobisturí	860	21,00%	14,000000	16,940000	IZASA HOSPITAL, S.L.U.	OB	CIP-100130245914-REF. CJADR23230MFO10	NO PRESENTA MUESTRA, LO QUE IMPIDE REALIZAR SU VALORACIÓN	-
11	31	SU.PC.SANI.01.13.23.505000		ASA POLIPECTOMIA	DIÁMETRO DEL ASA 10 mm, forma redondeada/oval, compatible para corte en frío y con electrobisturí	860	21,00%	14,000000	16,940000	MEDICINA TÉCNICA WERKSTATTE IBÉRICA, S.L.		CIP: 100111663412 - REF: 99052011202	MANGO ERGONÓMICO ADAPTADO PARA TODO TIPO DE MANOS, INCLUIDAS LAS PEQUEÑAS, AUNQUE ALGO RÍGIDO EN SU MANIPULACIÓN. EL ASA MANTIENE LA FORMA TRAS NUMEROSAS APERTURAS Y MANIPULACIÓN DE LA LESIÓN, LO QUE GARANTIZA EL PODERLA USAR PARA EXTIRPAR VARIOS PÓLIPOS EN EL MISMO PACIENTE, EVITANDO LA NECESIDAD DE USAR UNA NUEVA ASA	20
11	31	SU.PC.SANI.01.13.23.505000		ASA POLIPECTOMIA	DIÁMETRO DEL ASA 10 mm, forma redondeada/oval, compatible para corte en frío y con electrobisturí	860	21,00%	14,000000	16,940000	OLYMPUS IBERIA, S.A.U.		CIP: 100000878976 - REF: 026138	MANGO ERGONÓMICO ADAPTADO PARA TODO TIPO DE MANOS, INCLUIDAS LAS PEQUEÑAS. EL ASA MANTIENE LA FORMA TRAS NUMEROSAS APERTURAS Y MANIPULACIÓN DE LA LESIÓN, LO QUE GARANTIZA EL PODERLA USAR PARA EXTIRPAR VARIOS PÓLIPOS EN EL MISMO PACIENTE, EVITANDO LA NECESIDAD DE USAR UNA NUEVA ASA	30
11	31	SU.PC.SANI.01.13.23.505000		ASA POLIPECTOMIA	DIÁMETRO DEL ASA 10 mm, forma redondeada/oval, compatible para corte en frío y con electrobisturí	860	21,00%	14,000000	16,940000	PALEX MEDICAL S.A.		CIP: 100137878500 - REF: PS1-A10-10-23-220	MANGO ERGONÓMICO ADAPTADO PARA TODO TIPO DE MANOS, INCLUIDAS LAS PEQUEÑAS, AUNQUE ALGO RÍGIDO EN SU MANIPULACIÓN. EL ASA MANTIENE LA FORMA TRAS NUMEROSAS APERTURAS Y MANIPULACIÓN DE LA LESIÓN, LO QUE GARANTIZA EL PODERLA USAR PARA EXTIRPAR VARIOS PÓLIPOS EN EL MISMO PACIENTE, EVITANDO LA NECESIDAD DE USAR UNA NUEVA ASA	20
11	31	SU.PC.SANI.01.13.23.505000		ASA POLIPECTOMIA	DIÁMETRO DEL ASA 10 mm, forma redondeada/oval, compatible para corte en frío y con electrobisturí	860	21,00%	14,000000	16,940000	SISTEMAS TÉCNICOS ENDOSCÓPICOS, S.A		CIP: 100138061156 - REF: PFS01-01023230	MANGO MENOS ERGONÓMICO PARA MANOS PEQUEÑAS. AUNQUE EN EL MANGO EXISTE UN FRENO PARA EVITAR LA SALIDA EXCESIVA DEL CATÉTER, NO CUMPLE SU FUNCIÓN ADECUADAMENTE, CON LO QUE SE PUEDE PRODUCIR LA SALIDA EXCESIVA DEL LAZO, Y PROVOCAR TRAUMATISMO DE LA PARED DEL TUBO DIGESTIVO. EL ASA MANTIENE LA FORMA TRAS NUMEROSAS APERTURAS Y MANIPULACIÓN DE LA LESIÓN, LO QUE GARANTIZA EL PODERLA USAR PARA EXTIRPAR VARIOS PÓLIPOS EN EL MISMO PACIENTE, EVITANDO LA NECESIDAD DE USAR UNA NUEVA ASA	10
11	32	SU.PC.SANI.01.13.23.505000		ASA POLIPECTOMIA	DIÁMETRO DEL ASA entre 25 y 27 mm, forma redondeada/oval, compatible para corte con electrobisturí	6470	21,00%	14,000000	16,940000	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	OB	CIP-100000879582-REF. MICROSIVE-SENSATION 6267	MANGO ERGONÓMICO ADAPTADO PARA TODO TIPO DE MANOS, INCLUIDAS LAS PEQUEÑAS. APERTURA PROGRESIVA DEL ASA, CONSIGUIENDO UNA FORMA ADECUADA PARA RESECCIÓN DE LESIONES DE PEQUEÑO TAMAÑO CON POCA APERTURA, LO QUE PERMITE RESECAR LESIONES DE DISTINTO TAMAÑO CON UNA ÚNICA ASA CUANDO EXISTEN DISTINTOS TAMAÑOS DE LESIONES EN EL MISMO PACIENTE. EL ASA MANTIENE LA FORMA TRAS NUMEROSAS APERTURAS Y MANIPULACIÓN DE LA LESIÓN, LO QUE GARANTIZA EL PODERLA USAR PARA EXTIRPAR VARIOS PÓLIPOS EN EL MISMO PACIENTE, EVITANDO LA NECESIDAD DE USAR UNA NUEVA ASA.	30

Agr	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS	Unidades licitar 2 años	%iva	Precio licitacion s/iva	Precio unitario con IVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
11	32	SU.PC.SANI.01.13.23.505000		ASA POLIPECTOMIA	DIÁMETRO DEL ASA entre 25 y 27 mm, forma redondeada/oval, compatible para corte con electrobisturí	6470	21,00%	14,000000	16,940000	CARDIOLINK, S.L.	OB	CIP-100103535118-REF.AMH-SNER242524	MANGO MENOS ERGONÓMICO PARA MANOS PEQUEÑAS. EL MECANISMO DE APERTURA Y CIERRE RESULTA ALGO DIFICULTOSO, REQUIRIENDO MAYOR FUERZA PARA SU MANIPULACIÓN. TIENE COMO CARACTERÍSTICA QUE EL ASA ES ROTATORIA, LO QUE PODRÍA SUPONER UNA MEJORA, PERO SI EL ENDOSCOPIO NO ESTÁ RECTIFICADO, REALIZA EL GIRO CON EFECTO HÉLICE, POR LO QUE NO SE CONSIGUE EL EFECTO DE CONTROL SOBRE EL GIRO DESEADO. APERTURA NO PROGRESIVA DEL ASA, NO CONSIGUIENDO UNA FORMA ADECUADA PARA RESECCIÓN DE LESIONES DE PEQUEÑO TAMAÑO CON POCA APERTURA, LO QUE NO PERMITE RESECAR LESIONES DE DISTINTO TAMAÑO CON UNA ÚNICA ASA CUANDO EXISTEN DISTINTOS TAMAÑOS DE LESIONES EN EL MISMO PACIENTE. EL ASA MANTIENE LA FORMA TRAS VARIAS APERTURAS Y MANIPULACIÓN DE LA LESIÓN, PERO NO EN TAN NUMEROSAS OCASIONES COMO LAS OFERTAS DE BOSTON Y OLYMPUS, LO QUE PUEDE PERMITE EL PODERLA USAR PARA EXTIRPAR VARIOS PÓLIPOS EN EL MISMO PACIENTE, PUDIENDO SER NECESARIO EL USO DE UNA SEGUNDA ASA SI ÉSTOS SON NUMEROSOS	10
11	32	SU.PC.SANI.01.13.23.505000		ASA POLIPECTOMIA	DIÁMETRO DEL ASA entre 25 y 27 mm, forma redondeada/oval, compatible para corte con electrobisturí	6470	21,00%	14,000000	16,940000	COOK ESPAÑA, S.A.	OB	CIP-100028870611-REF. ACUSNARE AS-1-S	NO PRESENTA MUESTRA, LO QUE IMPIDE REALIZAR SU VALORACIÓN	-
11	32	SU.PC.SANI.01.13.23.505000		ASA POLIPECTOMIA	DIÁMETRO DEL ASA entre 25 y 27 mm, forma redondeada/oval, compatible para corte con electrobisturí	6470	21,00%	14,000000	16,940000	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	OB	CIP-100130996090-REF. MTMED131MUC/MED-131-MUC	LA OFERTA PRESENTADA NO CUMPLE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS, AL TRATARSE DE UN ASA DE DIÁMETRO DE 30 mm, CUANDO SE SOLICITA DE ENTRE 25 Y 27 mm	0
11	32	SU.PC.SANI.01.13.23.505000		ASA POLIPECTOMIA	DIÁMETRO DEL ASA entre 25 y 27 mm, forma redondeada/oval, compatible para corte con electrobisturí	6470	21,00%	14,000000	16,940000	IZASA HOSPITAL, S.L.U.	OB	CIP-100100971311-REF. CJADR23230O25	NO PRESENTA MUESTRA, LO QUE IMPIDE REALIZAR SU VALORACIÓN	-
11	32	SU.PC.SANI.01.13.23.505000		ASA POLIPECTOMIA	DIÁMETRO DEL ASA entre 25 y 27 mm, forma redondeada/oval, compatible para corte con electrobisturí	6470	21,00%	14,000000	16,940000	MEDICINA TÉCNICA WERKSTATTE IBÉRICA, S.L.		CIP: 100111653411 - REF: 99052011242	MANGO ERGONÓMICO ADAPTADO PARA TODO TIPO DE MANOS, INCLUIDAS LAS PEQUEÑAS, AUNQUE ALGO RÍGIDO EN SU MANIPULACIÓN. APERTURA NO PROGRESIVA DEL ASA, NO CONSIGUIENDO UNA FORMA ADECUADA PARA RESECCIÓN DE LESIONES DE PEQUEÑO TAMAÑO CON POCA APERTURA, LO QUE NO PERMITE RESECAR LESIONES DE DISTINTO TAMAÑO CON UNA ÚNICA ASA CUANDO EXISTEN DISTINTOS TAMAÑOS DE LESIONES EN EL MISMO PACIENTE. EL ASA MANTIENE LA FORMA TRAS VARIAS APERTURAS Y MANIPULACIÓN DE LA LESIÓN, PERO NO EN TAN NUMEROSAS OCASIONES COMO LAS OFERTAS DE BOSTON Y OLYMPUS, LO QUE PUEDE PERMITE EL PODERLA USAR PARA EXTIRPAR VARIOS PÓLIPOS EN EL MISMO PACIENTE, PUDIENDO SER NECESARIO EL USO DE UNA SEGUNDA ASA SI ÉSTOS SON NUMEROSOS	10
11	32	SU.PC.SANI.01.13.23.505000		ASA POLIPECTOMIA	DIÁMETRO DEL ASA entre 25 y 27 mm, forma redondeada/oval, compatible para corte con electrobisturí	6470	21,00%	14,000000	16,940000	OLYMPUS IBERIA, S.A.U.		CIP: 100000879188 - REF: 026136	MANGO ERGONÓMICO ADAPTADO PARA TODO TIPO DE MANOS, INCLUIDAS LAS PEQUEÑAS. APERTURA PROGRESIVA DEL ASA, CONSIGUIENDO UNA FORMA ADECUADA PARA RESECCIÓN DE LESIONES DE PEQUEÑO TAMAÑO CON POCA APERTURA, LO QUE PERMITE RESECAR LESIONES DE DISTINTO TAMAÑO CON UNA ÚNICA ASA CUANDO EXISTEN DISTINTOS TAMAÑOS DE LESIONES EN EL MISMO PACIENTE. EL ASA MANTIENE LA FORMA TRAS NUMEROSAS APERTURAS Y MANIPULACIÓN DE LA LESIÓN, LO QUE GARANTIZA EL PODERLA USAR PARA EXTIRPAR VARIOS PÓLIPOS EN EL MISMO PACIENTE, EVITANDO LA NECESIDAD DE USAR UNA NUEVA ASA.	30

Agr	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS	Unidades licitar 2 años	%iva	Precio licitacion s/iva	Precio unitario con IVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
11	32	SU.PC.SANI.01.13.23.505000		ASA POLIPECTOMIA	DIÁMETRO DEL ASA entre 25 y 27 mm, forma redondeada/oval, compatible para corte con electrobisturí	6470	21,00%	14,000000	16,940000	PALEX MEDICAL S.A.		CIP: 100137879116 - REF: PS1-A10-25-23-220	MANGO ERGONÓMICO ADAPTADO PARA TODO TIPO DE MANOS, INCLUIDAS LAS PEQUEÑAS, AUNQUE ALGO RÍGIDO EN SU MANIPULACIÓN. APERTURA NO PROGRESIVA DEL ASA, NO CONSIGUIENDO UNA FORMA ADECUADA PARA RESECCIÓN DE LESIONES DE PEQUEÑO TAMAÑO CON POCA APERTURA, LO QUE NO PERMITE RESECAR LESIONES DE DISTINTO TAMAÑO CON UNA ÚNICA ASA CUANDO EXISTEN DISTINTOS TAMAÑOS DE LESIONES EN EL MISMO PACIENTE. EL ASA MANTIENE LA FORMA TRAS VARIAS APERTURAS Y MANIPULACIÓN DE LA LESIÓN, PERO NO EN TAN NUMEROSAS OCASIONES COMO LAS OFERTAS DE BOSTON Y OLYMPUS, LO QUE PUEDE PERMITE EL PODERLA USAR PARA EXTIRPAR VARIOS PÓLIPOS EN EL MISMO PACIENTE, PUDIENDO SER NECESARIO EL USO DE UNA SEGUNDA ASA SI ÉSTOS SON NUMEROSOS	10
11	32	SU.PC.SANI.01.13.23.505000		ASA POLIPECTOMIA	DIÁMETRO DEL ASA entre 25 y 27 mm, forma redondeada/oval, compatible para corte con electrobisturí	6470	21,00%	14,000000	16,940000	SISTEMAS TÉCNICOS ENDOSCÓPICOS, S.A		CIP: 100098891996 - REF:PFS01-0102423230	LA OFERTA PRESENTADA NO CUMPLE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS, AL TRATARSE DE UN ASA DE DIÁMETRO DE 24 mm, CUANDO SE SOLICITA DE ENTRE 25 Y 27 mm	0
12	34	SU.PC.SANI.01.13.30.310000		CATETER BRONQUIAL DILATACION HIDRAULICO	BALON DE DILATACION CONTROLADA DE DIAMETRO 12-13,5-15 MM	10	21,00%	200,000000	242,000000	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	OB	CIP-100000881604-REF. MICROVASIVE-CRE 5035	LA OFERTA ES MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADA	30
12	35	SU.PC.SANI.01.13.30.310000		CATETER BRONQUIAL DILATACION HIDRAULICO	BALON DE DILATACION CONTROLADA DE DIAMETRO 8-9-10 MM	28	21,00%	200,000000	242,000000	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	OB	CIP-100000881008-REF. MICROVASIVE-CRE 5033	LA OFERTA ES MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADA	30
13	36	SU.PC.SANI.01.13.42.000000		AGUJA ECOENDOSCÓPICA PARA BIOPSIA P/ CORTE	NO FENESTRADA DE 25 G	20	21,00%	220,000000	266,200000	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	OB	CIP-100114772416-REF. ACQUIRE M00555560	AGUJA DE MUY BUENA VISIBILIDAD ECOGRÁFICA, MANGO ERGONÓMICO DE INTUITIVO MANEJO	30
13	36	SU.PC.SANI.01.13.42.000000		AGUJA ECOENDOSCÓPICA PARA BIOPSIA P/ CORTE	NO FENESTRADA DE 25 G	20	21,00%	220,000000	266,200000	MEDTRONIC IBERICA, S.A.		CIP: 100099019696 - REF: DSC-25-01	AGUJA DE MUY BUENA VISIBILIDAD ECOGRÁFICA, MANGO ERGONÓMICO DE INTUITIVO MANEJO	30
13	36	SU.PC.SANI.01.13.42.000000		AGUJA ECOENDOSCÓPICA PARA BIOPSIA P/ CORTE	NO FENESTRADA DE 25 G	20	21,00%	220,000000	266,200000	OLYMPUS IBERIA, S.A.U.		CIP: 100129770603 - REF: N5784430	LA OFERTA NO CUMPLE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS, AL TRATARSE DE UNA AGUJA DE CITOLOGÍA Y NO DE BIOPSIA COMO SE SOLICITA	0
13	37	SU.PC.SANI.01.13.42.000000		AGUJA ECOENDOSCÓPICA PARA BIOPSIA P/ CORTE	NO FENESTRADA DE 22 G	20	21,00%	220,000000	266,200000	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	OB	CIP-100114512490-REF. ACQUIRE M00555540	AGUJA DE MUY BUENA VISIBILIDAD ECOGRÁFICA, MANGO ERGONÓMICO DE INTUITIVO MANEJO	30
13	37	SU.PC.SANI.01.13.42.000000		AGUJA ECOENDOSCÓPICA PARA BIOPSIA P/ CORTE	NO FENESTRADA DE 22 G	20	21,00%	220,000000	266,200000	MEDTRONIC IBERICA, S.A.		CIP: 100099019595 - REF: DSC-22-01	AGUJA DE MUY BUENA VISIBILIDAD ECOGRÁFICA, MANGO ERGONÓMICO DE INTUITIVO MANEJO	30
13	37	SU.PC.SANI.01.13.42.000000		AGUJA ECOENDOSCÓPICA PARA BIOPSIA P/ CORTE	NO FENESTRADA DE 22 G	20	21,00%	220,000000	266,200000	OLYMPUS IBERIA, S.A.U.		CIP: 100129770502 - REF: N5784230	LA OFERTA NO CUMPLE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS, AL TRATARSE DE UNA AGUJA DE CITOLOGÍA Y NO DE BIOPSIA COMO SE SOLICITA	0
14	38	SU.PC.SANI.01.13.23.600000		SISTEMA CLIP CIERRE ENDOSCOPICO	FORMA DENTADA. COMPATIBLE CON GASTROSCOPIO TERAPÉUTICO	16	10,00%	600,000000	660,000000	IZASA HOSPITAL, S.L.U.	OB	CIP-100098141527-REF. OVESCO 979-100-12	LA OFERTA ES MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADA	30
14	39	SU.PC.SANI.01.13.23.600000		SISTEMA CLIP CIERRE ENDOSCOPICO	FORMA DENTADA. COMPATIBLE CON COLONOSCOPIO	28	10,00%	600,000000	660,000000	IZASA HOSPITAL, S.L.U.	OB	CIP-100098141729-REF. OVESCO 979-100-14	LA OFERTA ES MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADA	30
14	40	SU.PC.SANI.01.13.23.600003		PINZA APLICADORA CLIP CIERRE ENDOSCOPICO	PINZA TIPO ANZUELO	2	21,00%	600,000000	726,000000	IZASA HOSPITAL, S.L.U.	OB	CIP-100098295077-REF. OVESCO 979200-11	LA OFERTA ES MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADA	30

Agr	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS	Unidades licitar 2 años	%iva	Precio licitacion s/iva	Precio unitario con IVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
14	41	SU.PC.SANI.01.13.23.600003		PINZA APLICADORA CLIP CIERRE ENDOSCOPICO	PINZA DE DOBLE APERTURA	12	21,00%	600,000000	726,000000	IZASA HOSPITAL, S.L.U.	OB	CIP-100098543880-REF. OVESCO 979-200-45	LA OFERTA ES MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADA	30
Lote independiente	33	SU.PC.SANI.01.13.23.505000		ASA POLIPECTOMIA	DIÁMETRO DEL ASA entre 30 y 33 mm, forma redondeada/oval, compatible para con electrobisturí	280	21,00%	14,000000	16,940000	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	OB	CIP-100011334397-REF. CAPTIVATOR II 6129	MANGO ERGONÓMICO ADAPTADO PARA TODO TIPO DE MANOS, INCLUIDAS LAS PEQUEÑAS. EL ASA MANTIENE LA FORMA TRAS NUMEROSAS APERTURAS Y MANIPULACIÓN DE LA LESIÓN, LO QUE GARANTIZA EL PODERLA USAR PARA EXTIRPAR VARIOS PÓLIPOS EN EL MISMO PACIENTE, EVITANDO LA NECESIDAD DE USAR UNA NUEVA ASA.	30
Lote independiente	33	SU.PC.SANI.01.13.23.505000		ASA POLIPECTOMIA	DIÁMETRO DEL ASA entre 30 y 33 mm, forma redondeada/oval, compatible para con electrobisturí	280	21,00%	14,000000	16,940000	CARDIOLINK, S.L.	OB	CIP-100103522187-REF. AMH-SNER243224	MANGO MENOS ERGONÓMICO PARA MANOS PEQUEÑAS. EL MECANISMO DE APERTURA Y CIERRE RESULTA ALGO DIFICULTOSO, REQUIRIENDO MAYOR FUERZA PARA SU MANIPULACIÓN. TIENE COMO CARACTERÍSTICA QUE EL ASA ES ROTATORIA, LO QUE PODRÍA SUPONER UNA MEJORA, PERO SI EL ENDOSCOPIO NO ESTÁ RECTIFICADO, REALIZA EL GIRO CON EFECTO HÉLICE, POR LO QUE NO SE CONSIGUE EL EFECTO DE CONTROL SOBRE EL GIRO DESEADO. EL ASA MANTIENE LA FORMA TRAS VARIAS APERTURAS Y MANIPULACIÓN DE LA LESIÓN, PERO NO EN TAN NUMEROSAS OCASIONES COMO LAS OFERTAS DE BOSTON Y OLYMPUS, LO QUE PUEDE PERMITE EL PODERLA USAR PARA EXTIRPAR VARIOS PÓLIPOS EN EL MISMO PACIENTE, PUDIENDO SER NECESARIO EL USO DE UNA SEGUNDA ASA SI ÉSTOS SON NUMEROSOS	10
Lote independiente	33	SU.PC.SANI.01.13.23.505000		ASA POLIPECTOMIA	DIÁMETRO DEL ASA entre 30 y 33 mm, forma redondeada/oval, compatible para con electrobisturí	280	21,00%	14,000000	16,940000	COOK ESPAÑA, S.A.	OB	CIP-100028869206-REF. ACUSNARE ASJ-1-S	NO PRESENTA MUESTRA, LO QUE IMPIDE REALIZAR SU VALORACIÓN	-
Lote independiente	33	SU.PC.SANI.01.13.23.505000		ASA POLIPECTOMIA	DIÁMETRO DEL ASA entre 30 y 33 mm, forma redondeada/oval, compatible para con electrobisturí	280	21,00%	14,000000	16,940000	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	OB	CIP-100130963067-REF. MTMED121SNA / MED121SNA	MANGO POCO ERGONÓMICO PARA MANOS PEQUEÑAS. EL MECANISMO DE APERTURA Y CIERRE RESULTA ALGO DIFICULTOSO, REQUIRIENDO MAYOR FUERZA PARA SU MANIPULACIÓN. APERTURA EN EL TRAMO FINAL CON POCO CONTROL. EL ASA MANTIENE LA FORMA TRAS VARIAS APERTURAS Y MANIPULACIÓN DE LA LESIÓN, PERO NO EN TAN NUMEROSAS OCASIONES COMO LAS OFERTAS DE BOSTON Y OLYMPUS, LO QUE PUEDE PERMITE EL PODERLA USAR PARA EXTIRPAR VARIOS PÓLIPOS EN EL MISMO PACIENTE, PUDIENDO SER NECESARIO EL USO DE UNA SEGUNDA ASA SI ÉSTOS SON NUMEROSOS	10
Lote independiente	33	SU.PC.SANI.01.13.23.505000		ASA POLIPECTOMIA	DIÁMETRO DEL ASA entre 30 y 33 mm, forma redondeada/oval, compatible para con electrobisturí	280	21,00%	14,000000	16,940000	IZASA HOSPITAL, S.L.U.	OB	CIP-100100962027-REF. 144CJADR23230O30	NO PRESENTA MUESTRA, LO QUE IMPIDE REALIZAR SU VALORACIÓN	-
Lote independiente	33	SU.PC.SANI.01.13.23.505000		ASA POLIPECTOMIA	DIÁMETRO DEL ASA entre 30 y 33 mm, forma redondeada/oval, compatible para con electrobisturí	280	21,00%	14,000000	16,940000	MEDICINA TÉCNICA WERKSTATTE IBÉRICA, S.L.		CIP: 100111603113 - REF: 99052011232	MANGO ERGONÓMICO ADAPTADO PARA TODO TIPO DE MANOS, INCLUIDAS LAS PEQUEÑAS, AUNQUE ALGO RÍGIDO EN SU MANIPULACIÓN. EL ASA MANTIENE LA FORMA TRAS NUMEROSAS APERTURAS Y MANIPULACIÓN DE LA LESIÓN, LO QUE GARANTIZA EL PODERLA USAR PARA EXTIRPAR VARIOS PÓLIPOS EN EL MISMO PACIENTE, EVITANDO LA NECESIDAD DE USAR UNA NUEVA ASA	20
Lote independiente	33	SU.PC.SANI.01.13.23.505000		ASA POLIPECTOMIA	DIÁMETRO DEL ASA entre 30 y 33 mm, forma redondeada/oval, compatible para con electrobisturí	280	21,00%	14,000000	16,940000	PALEX MEDICAL S.A.		CIP: 100137878601 - REF: PS1-A10-35-23-220	LA OFERTA NO CUMPLE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS, AL TENER DIÁMETRO DE 35 mm CUANDO SE SOLICITA ENTRE 30 Y 33	-

Agr	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS	Unidades licitar 2 años	%iva	Precio licitacion s/iva	Precio unitario con IVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
Lote independiente	33	SU.PC.SANI.01.13.23.505000		ASA POLIPECTOMIA	DIÁMETRO DEL ASA entre 30 y 33 mm, forma redondeada/oval, compatible para con electrobisturí	280	21,00%	14,000000	16,940000	SISTEMAS TÉCNICOS ENDOSCÓPICOS, S.A		CIP: 100014158211 - REF: POL1-B7-30-23-220OL	MANGO ERGONÓMICO ADAPTADO PARA TODO TIPO DE MANOS, INCLUIDAS LAS PEQUEÑAS, AUNQUE ALGO RÍGIDO EN SU MANIPULACIÓN. EL ASA MANTIENE LA FORMA TRAS NUMEROSAS APERTURAS Y MANIPULACIÓN DE LA LESIÓN, LO QUE GARANTIZA EL PODERLA USAR PARA EXTIRPAR VARIOS PÓLIPOS EN EL MISMO PACIENTE, EVITANDO LA NECESIDAD DE USAR UNA NUEVA ASA	20
	42	SU.PC.SANI.01.13.20.100002		CATETER DILATACION VIAS BILIARES Y PANCREAS CONIFICADO	LONGITUD MAYOR O IGUAL A 150 cm PARA USO CON DUODENOSCOPIO;DIÁMETRO DEL CATÉTER DE 10F	10	21,00%	75,000000	90,750000	COOK ESPAÑA, S.A.	OF	CIP-100005834836-REF. SOEHENDRA SBDC-10	LA OFERTA ES MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADA	30
	43	SU.PC.SANI.01.13.21.000006		CATETER EXTRACTOR POLIPOS TIPO RED	DIAMETRO APROXIMADO DEL CATETER DE 2.5 mm.;LONGITUD DEL CATETER COMPATIBLE CON COLONOSCOPIO. CON ESTRUCTURA ANTI-DEFORMACIÓN	1950	21,00%	44,850000	54,268500	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	OB	CIP-100115042444-REF. RECUE NET DGN-538-5	ADECUADA CAPACIDAD Y RESISTENCIA DE LA RED, QUE PERMITE ATRAPAR OBJETOS TIPO ESFÉRICO Y DE MAYOR TAMAÑO. BORDES METÁLICO DE LA CESTA SUAVES, QUE EVITAN ARAÑAR A SU PASO POR EL ESÓFAGO	30
	43	SU.PC.SANI.01.13.21.000006		CATETER EXTRACTOR POLIPOS TIPO RED	DIAMETRO APROXIMADO DEL CATETER DE 2.5 mm.;LONGITUD DEL CATETER COMPATIBLE CON COLONOSCOPIO. CON ESTRUCTURA ANTI-DEFORMACIÓN	1950	21,00%	44,850000	54,268500	CARDIOLINK, S.L.	OB	CIP-100122429267-REF. RT1R400001A	CESTA DE MATERIAL NYLON POCO TUPIDA Y POR TANTO DE MUY POCA RESISTENCIA, QUE NO RESULTA ADECUADA PARA LA EXTRACCIÓN DE LOS OBJETOS PARA LOS QUE ESTARÍA INDICADA	5
	43	SU.PC.SANI.01.13.21.000006		CATETER EXTRACTOR POLIPOS TIPO RED	DIAMETRO APROXIMADO DEL CATETER DE 2.5 mm.;LONGITUD DEL CATETER COMPATIBLE CON COLONOSCOPIO. CON ESTRUCTURA ANTI-DEFORMACIÓN	1950	21,00%	44,850000	54,268500	CARDIOLINK, S.L.	V1	CIP-100122443704-REF. RT1R300001A	CESTA DE MATERIAL NYLON POCO TUPIDA Y POR TANTO DE MUY POCA RESISTENCIA, QUE NO RESULTA ADECUADA PARA LA EXTRACCIÓN DE LOS OBJETOS PARA LOS QUE ESTARÍA INDICADA	5
	43	SU.PC.SANI.01.13.21.000006		CATETER EXTRACTOR POLIPOS TIPO RED	DIAMETRO APROXIMADO DEL CATETER DE 2.5 mm.;LONGITUD DEL CATETER COMPATIBLE CON COLONOSCOPIO. CON ESTRUCTURA ANTI-DEFORMACIÓN	1950	21,00%	44,850000	54,268500	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	OB	CIP-100131032863-REF. MED133NET / MED133NET	ADECUADA CAPACIDAD Y RESISTENCIA DE LA RED, QUE PERMITE ATRAPAR OBJETOS TIPO ESFÉRICO Y DE MAYOR TAMAÑO. BORDES METÁLICO DE LA CESTA ALGO ABRASIVOS, QUE PUEDEN ARAÑAR A SU PASO POR EL ESÓFAGO	20
	43	SU.PC.SANI.01.13.21.000006		CATETER EXTRACTOR POLIPOS TIPO RED	DIAMETRO APROXIMADO DEL CATETER DE 2.5 mm.;LONGITUD DEL CATETER COMPATIBLE CON COLONOSCOPIO. CON ESTRUCTURA ANTI-DEFORMACIÓN	1950	21,00%	44,850000	54,268500	IZASA HOSPITAL, S.L.U.	OB	CIP-100126623827-REF. 144NLS/SN356523230	NO PRESENTA MUESTRA, LO QUE IMPIDE REALIZAR SU VALORACIÓN	-
	43	SU.PC.SANI.01.13.21.000006		CATETER EXTRACTOR POLIPOS TIPO RED	DIAMETRO APROXIMADO DEL CATETER DE 2.5 mm.;LONGITUD DEL CATETER COMPATIBLE CON COLONOSCOPIO. CON ESTRUCTURA ANTI-DEFORMACIÓN	1950	21,00%	44,850000	54,268500	MEDICINA TÉCNICA WERKSTATTE IBÉRICA, S.L.		CIP: 100126353193 - REF: '990730230	ADECUADA CAPACIDAD Y RESISTENCIA DE LA RED, QUE PERMITE ATRAPAR OBJETOS TIPO ESFÉRICO Y DE MAYOR TAMAÑO, AUNQUE LA CESTA ES FÁCILMENTE DEFORMABLE, LO QUE DIFICULTA EL ATRAPAR EL OBJETO CON LA MISMA CESTA CUANDO SE HA DE MANIPULAR VARIAS VECES, PUDIENDO SER NECESARIO USAR UN SEGUNDO CATÉTER, LO QUE LO HACE MENOS RENTABLE. BORDES METÁLICOS DE LA CESTA ADECUADOS	10
	43	SU.PC.SANI.01.13.21.000006		CATETER EXTRACTOR POLIPOS TIPO RED	DIAMETRO APROXIMADO DEL CATETER DE 2.5 mm.;LONGITUD DEL CATETER COMPATIBLE CON COLONOSCOPIO. CON ESTRUCTURA ANTI-DEFORMACIÓN	1950	21,00%	44,850000	54,268500	MEDICINA TÉCNICA WERKSTATTE IBÉRICA, S.L.		CIP: 100138865075 - REF: 990740230	ADECUADA CAPACIDAD Y RESISTENCIA DE LA RED, QUE PERMITE ATRAPAR OBJETOS TIPO ESFÉRICO Y DE MAYOR TAMAÑO, AUNQUE LA CESTA ES FÁCILMENTE DEFORMABLE, LO QUE DIFICULTA EL ATRAPAR EL OBJETO CON LA MISMA CESTA CUANDO SE HA DE MANIPULAR VARIAS VECES, PUDIENDO SER NECESARIO USAR UN SEGUNDO CATÉTER, LO QUE LO HACE MENOS RENTABLE. BORDES METÁLICOS DE LA CESTA ADECUADOS	10

Agr	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS	Unidades licitar 2 años	%iva	Precio licitacion s/iva	Precio unitario con IVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
	43	SU.PC.SANI.01.13.21.000006		CATETER EXTRACTOR POLIPOS TIPO RED	DIAMETRO APROXIMADO DEL CATETER DE 2.5 mm.;LONGITUD DEL CATETER COMPATIBLE CON COLONOSCOPIO. CON ESTRUCTURA ANTI-DEFORMACIÓN	1950	21,00%	44,850000	54,268500	OLYMPUS IBERIA, S.A.U.		CIP: 100127294592 - REF: E0420202	CESTA DE MATERIAL PLÁSTICO DE MUY POCA RESISTENCIA, QUE NO RESULTA ADECUADA PARA LA EXTRACCIÓN DE LOS OBJETOS PARA LOS QUE ESTARÍA INDICADA	5
	43	SU.PC.SANI.01.13.21.000006		CATETER EXTRACTOR POLIPOS TIPO RED	DIAMETRO APROXIMADO DEL CATETER DE 2.5 mm.;LONGITUD DEL CATETER COMPATIBLE CON COLONOSCOPIO. CON ESTRUCTURA ANTI-DEFORMACIÓN	1950	21,00%	44,850000	54,268500	PALEX MEDICAL S.A.		CIP: 100137878409 - REF: FE-D2323EXNET	ADECUADA CAPACIDAD Y RESISTENCIA DE LA RED, QUE PERMITE ATRAPAR OBJETOS TIPO ESFÉRICO Y DE MAYOR TAMAÑO. BORDES METÁLICO DE LA CESTA ALGO ABRASIVOS, QUE PUEDEN ARAÑAR A SU PASO POR EL ESÓFAGO	20
	43	SU.PC.SANI.01.13.21.000006		CATETER EXTRACTOR POLIPOS TIPO RED	DIAMETRO APROXIMADO DEL CATETER DE 2.5 mm.;LONGITUD DEL CATETER COMPATIBLE CON COLONOSCOPIO. CON ESTRUCTURA ANTI-DEFORMACIÓN	1950	21,00%	44,850000	54,268500	SISTEMAS TÉCNICOS ENDOSCÓPICOS, S.A		CIP: 100126783338 - REF: FG-E-24-30-2300	ADECUADA RESISTENCIA PERO POCA CAPACIDAD DE LA RED, QUE SUPONE DIFICULTAD PARA ATRAPAR OBJETOS TIPO ESFÉRICO Y DE MAYOR TAMAÑO. BORDES METÁLICO DE LA CESTA SUAVES, QUE EVITAN ARAÑAR A SU PASO POR EL ESÓFAGO	10
	44	SU.PC.SANI.01.13.21.060000		CATETER ERCP 1 LUZ	FORMA DE LA PUNTA DOME	10	21,00%	47,890000	57,946900	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	OB	CIP-100000865349-REF. MICROVASIVE CONTOUR 3085	LA PUNTA DEL CATÉTER ES MENOS ADECUADA QUE LA DE LA OTRA OFERTA, DIFICULTANDO LA CANULACIÓN. EL MANGO NO PERMITE TRABAJAR CON UN SOLO OPERADOR, AL NO DISPONER DE SISTEMA DE SUJECCIÓN AL ENDOSCOPIO	10
	44	SU.PC.SANI.01.13.21.060000		CATETER ERCP 1 LUZ	FORMA DE LA PUNTA DOME	10	21,00%	47,890000	57,946900	OLYMPUS IBERIA, S.A.U.		CIP: 100013499557 - REF: N1088330	LA FORMA DE LA PUNTA ADECUADA PARA FACILITAR LA CANULACIÓN. EL MANGO PERMITE TRABAJAR CON UN SOLO OPERADOR, AL DISPONER DE SISTEMA DE SUJECCIÓN AL ENDOSCOPIO	30
	45	SU.PC.SANI.01.13.21.300002		CAPSULA ENDOSCOPICA	TRAMO DE ESTUDIO: INTESTINO DELGADO. DEBERÁ CEDER EN USO UNA ESTACIÓN DE TRABAJO PARA VISUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS CON CÁPSULA ENDOSCÓPICA, ASÍ COMO EL CORRESPONDIENTE SISTEMA DE GRABACIÓN. DICHA ESTACIÓN DEBERÁ ESTAR INTEGRADA CON EL SISTEMA DE CITAS Y DE IMAGEN MÉDICA DEL SAS (WORKLIST Y PACS)	140	21,00%	408,000000	493,680000	CARDIOLINK, S.L.	OB	CIP-100102696032-REF. CAPOMOM	LA OFERTA CUMPLE TODAS LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PERO NO DISPONEMOS DE RESULTADOS CONTRATADOS EN NUESTRA UNIDAD DE ENDOSCOPIAS SOBRE LA ADECUADA CALIDAD DE LOS ESTUDIOS, ADEMÁS EXISTE ESCASA EVIDENCIA CIENTÍFICA QUE AVALE EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA. LA DURACIÓN DE LA BATERÍA DE LA CÁPSULA ES DE 12 HORAS SEGÚN FICHA TÉCNICA, Y NO DISPONEMOS DE RESULTADOS CONTRATADOS DE QUE SU DURACIÓN SEA MAYOR, LO CUAL ES DE GRAN IMPORTANCIA EN ESTUDIOS DONDE EL TRÁNSITO ES LENTO, PUDIENDO SUPONER LA IMPOSIBILIDAD DE CONSEGUIR EL ESTUDIO COMPLETO DE ESTOS PACIENTES. TAMPOCO DISPONEMOS DE RESULTADOS CONTRATADOS DE SU INTEGRACIÓN CON EL SISTEMA DE CITAS E IMAGEN MÉDICA DEL SAS, AUNQUE EN FICHA TÉCNICA APARECE QUE TIENE LA POSIBILIDAD DE INTEGRACIÓN	10
	45	SU.PC.SANI.01.13.21.300002		CAPSULA ENDOSCOPICA	TRAMO DE ESTUDIO: INTESTINO DELGADO. DEBERÁ CEDER EN USO UNA ESTACIÓN DE TRABAJO PARA VISUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS CON CÁPSULA ENDOSCÓPICA, ASÍ COMO EL CORRESPONDIENTE SISTEMA DE GRABACIÓN. DICHA ESTACIÓN DEBERÁ ESTAR INTEGRADA CON EL SISTEMA DE CITAS Y DE IMAGEN MÉDICA DEL SAS (WORKLIST Y PACS)	140	21,00%	408,000000	493,680000	OLYMPUS IBERIA, S.A.U.		CIP: 100084770869 - REF: N4471430	LA OFERTA CUMPLE TODAS LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, DISPONIENDO DE RESULTADOS CONTRATADOS EN NUESTRA UNIDAD DE ENDOSCOPIAS SOBRE LA ADECUADA CALIDAD DE LOS ESTUDIOS REALIZADOS, ASÍ COMO EXISTIENDO ABUNDANTE EVIDENCIA CIENTÍFICA QUE AVALA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA. LA DURACIÓN DE LA BATERÍA DE LA CÁPSULA ES DE 12 HORAS SEGÚN FICHA TÉCNICA, AUNQUE DISPONEMOS DE RESULTADOS CONTRATADOS EN LOS ESTUDIOS REALIZADOS DE QUE SU DURACIÓN ALCANZA LAS 18-20 HORAS, LO CUAL ES DE GRAN IMPORTANCIA EN ESTUDIOS DONDE EL TRÁNSITO ES LENTO, HABIENDO CONSEGUIDO UNA TASA DE ESTUDIOS COMPLETOS DEL 95% EN NUESTRA PRÁCTICA CLÍNICA. DISPONEMOS ASÍ MISMO DE RESULTADOS CONTRATADOS DE SU PERFECTA INTEGRACIÓN CON EL SISTEMA DE CITAS E IMAGEN MÉDICA DEL SAS	30

Agr	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS	Unidades licitar 2 años	%iva	Precio licitacion s/iva	Precio unitario con IVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
	46	SU.PC.SANI.01.13.21.400000		CATETER AGUJA P/ ENDOSCOPIA	LONGITUD DE AGUJA 4 mm. LONGITUD COMPATIBLE CON ENTEROSCOPIO. COMPATIBLE CON CANAL DE TRABAJO DE 2,8 mm	4330	21,00%	24,170000	29,245700	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	OB	CIP-100071996232-REF. INTERJECT TRANSPARENT E 1830	AGUJA DE 23 G ADECUADA EN CALIBRE PARA LOS PROCEDIMIENTOS ENDOSCÓPICOS, MANGO POCO ERGONÓMICO POR SU SISTEMA DE AVANCE DE PEQUEÑO TAMAÑO, CON POSICIÓN DE SEGURIDAD PERO A TRAVÉS DE PIEZA REMOVIBLE NO INTEGRADA EN EL MANGO, QUE SE HA DE QUITAR DURANTE LA REALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO, LO QUE PUEDE OCASIONAR LA PÉRDIDA INADVERTIDA DE LA MISMA. EL SISTEMA EVITA LA SALIDA INADVERTIDA DE LA AGUJA DURANTE EL AVANCE POR EL CANAL DEL ENDOSCOPIO, ASÍ COMO LA CONSECUENTE PUNCIÓN DEL CANAL DE TRABAJO. UNA VEZ RETIRADO EL CATÉTER, PERO PARA EVITAR EL RIESGO DE PUNCIÓN INADVERTIDA DEL PERSONAL HAY QUE VOLVER A COLOCAR EL SISTEMA DE SEGURIDAD, QUE HA SIDO RETIRADO PARA SACAR LA AGUJA. VAINA EXTERNA DE MENOR RESISTENCIA QUE LA OFERTA DE OLYMPUS, QUE PERMITE EN MENOR MEDIDA EL AVANCE DE LA AGUJA EN PROCEDIMIENTOS COMPLEJOS (ENTEROSCOPIA Y CPRE). LUMEN INTERNO ADECUADO QUE PERMITE LA INYECCIÓN DE FLUIDOS DENSOS	20
	46	SU.PC.SANI.01.13.21.400000		CATETER AGUJA P/ ENDOSCOPIA	LONGITUD DE AGUJA 4 mm. LONGITUD COMPATIBLE CON ENTEROSCOPIO. COMPATIBLE CON CANAL DE TRABAJO DE 2,8 mm	4330	21,00%	24,170000	29,245700	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	V1	CIP-100071996131-REF. INTERJECT-TRANSPARENT E 1831	AGUJA DE 25 g, QUE RESULTA DEMASIADO FINA PARA LOS PROCEDIMIENTOSMÁS HABITUALES EN ENDOSCOPIA	5
	46	SU.PC.SANI.01.13.21.400000		CATETER AGUJA P/ ENDOSCOPIA	LONGITUD DE AGUJA 4 mm. LONGITUD COMPATIBLE CON ENTEROSCOPIO. COMPATIBLE CON CANAL DE TRABAJO DE 2,8 mm	4330	21,00%	24,170000	29,245700	CARDIOLINK, S.L.	OB	CIP-100112208427-REF. AMH-NE-2423-2304	AGUJA DE 23 G ADECUADA EN CALIBRE PARA LOS PROCEDIMIENTOS ENDOSCÓPICOS, MANGO MENOS ERGONÓMICO QUE LA OFERTA DE OLYMPUS POR SU ESCASO TAMAÑO, CON POSICIÓN DE SEGURIDAD INTEGRADA EN EL MANGO, SIN TRATARSE DE UNA PIEZA APARTE COMO LA OFERTA DE BOSTON, PERO CON MENOR CAPACIDAD DE SUJECCIÓN QUE LA OFERTA DE OLYMPUS PARA EVITAR LA SALIDA INADVERTIDA DE LA AGUJA DURANTE EL AVANCE POR EL CANAL DEL ENDOSCOPIO, ASÍ COMO LA CONSECUENTE PUNCIÓN DEL CANAL DE TRABAJO, Y PARA EVITAR EL RIESGO DE PUNCIÓN INADVERTIDA DEL PERSONAL. VAINA EXTERNA DE MENOR RESISTENCIA QUE LA OFERTA DE OLYMPUS, QUE PERMITE EN MENOR MEDIDA EL AVANCE DE LA AGUJA EN PROCEDIMIENTOS COMPLEJOS (ENTEROSCOPIA Y CPRE). LUMEN INTERNO FINO, QUE DIFICULTA LA INYECCIÓN DE FLUIDOS DENSOS	10
	46	SU.PC.SANI.01.13.21.400000		CATETER AGUJA P/ ENDOSCOPIA	LONGITUD DE AGUJA 4 mm. LONGITUD COMPATIBLE CON ENTEROSCOPIO. COMPATIBLE CON CANAL DE TRABAJO DE 2,8 mm	4330	21,00%	24,170000	29,245700	COOK ESPAÑA, S.A.	OB	CIP-100015334391-REF. ACUJECT VIN-25	NO PRESENTA MUESTRA, LO QUE IMPIDE REALIZAR SU VALORACIÓN.	-

Agr	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS	Unidades licitar 2 años	%iva	Precio licitacion s/iva	Precio unitario con IVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
	46	SU.PC.SANI.01.13.21.400000		CATETER AGUJA P/ ENDOSCOPIA	LONGITUD DE AGUJA 4 mm. LONGITUD COMPATIBLE CON ENTEROSCOPIO. COMPATIBLE CON CANAL DE TRABAJO DE 2,8 mm	4330	21,00%	24,170000	29,245700	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	OB	CIP-100130933963-REF. MTMED136INJ / MED136INJ	AGUJA DE 23 G ADECUADA EN CALIBRE PARA LOS PROCEDIMIENTOS ENDOSCÓPICOS, MANGO POCO ERGONÓMICO POR SU SISTEMA DE AVANCE DE PEQUEÑO TAMAÑO. AUNQUE EN FICHA TÉCNICA DESCRIBE QUE DISPONE DE SISTEMA DE SEGURIDAD INTEGRADO, EN LA MANIPULACIÓN DEL CATÉTER SE APRECIOA QUE DICHO SISTEMA NO CUMPLE ADECUADAMENTE SU FUNCIÓN DE EVITAR LA SALIDA INADVERTIDA DE LA AGUJA DURANTE EL AVANCE POR EL CANAL DEL ENDOSCOPIO, ASÍ COMO LA CONSECUENTE PUNCIÓN DEL CANAL DE TRABAJO. UNA VEZ RETIRADO EL CATÉTER, NI EL RIESGO DE PUNCIÓN INADVERTIDA DEL PERSONAL, AL NO REALIZAR ADECUADAMENTE EL BLOQUEO. VAINA EXTERNA DE MENOR RESISTENCIA QUE LA OFERTA DE OLYMPUS Y LA DE BOSTON, QUE PERMITE EN MENOR MEDIDA EL AVANCE DE LA AGUJA EN PROCEDIMIENTOS COMPLEJOS (ENTEROSCOPIA Y CPRE). LA VAINA A PESAR DE TENER UN REFUERZO EN LA PARTE DISTAL, ANTE LA POSIBILIDAD DE TENER QUE TRABAJAR CON LA PUNTA DOBLADA EN DETERMINADOS PROCEDIMIENTOS, NO FACILITA EL ADECUADO AVANCE Y RETROCESO DE LA AGUJA. LUMEN INTERNO FINO, QUE DIFICULTA LA INYECCIÓN DE FLUIDOS DENSOS	5
	46	SU.PC.SANI.01.13.21.400000		CATETER AGUJA P/ ENDOSCOPIA	LONGITUD DE AGUJA 4 mm. LONGITUD COMPATIBLE CON ENTEROSCOPIO. COMPATIBLE CON CANAL DE TRABAJO DE 2,8 mm	4330	21,00%	24,170000	29,245700	MEDICINA TÉCNICA WERKSTATTE IBÉRICA, S.L.		CIP: 100123022854 - REF: BP-41617	AGUJA DE 22 g, QUE RESULTA GRUESA PARA LOS PROCEDIMIENTOS MÁS HABITUALES EN ENDOSCOPIA	5
	46	SU.PC.SANI.01.13.21.400000		CATETER AGUJA P/ ENDOSCOPIA	LONGITUD DE AGUJA 4 mm. LONGITUD COMPATIBLE CON ENTEROSCOPIO. COMPATIBLE CON CANAL DE TRABAJO DE 2,8 mm	4330	21,00%	24,170000	29,245700	MEDICINA TÉCNICA WERKSTATTE IBÉRICA, S.L.		CIP: 100123022955 - REF: BP-41620	AGUJA DE 23 G ADECUADA EN CALIBRE PARA LOS PROCEDIMIENTOS ENDOSCÓPICOS, MANGO ALGO MÁS ERGONÓMICO QUE LA OFERTA DE BOSTON POR SU SISTEMA DE AVANCE DE TAMAÑO ALGO MAYOR, CON POSICIÓN DE SEGURIDAD PERO A TRAVÉS DE PIEZA REMOVIBLE NO INTEGRADA EN EL MANGO, QUE SE HA DE QUITAR DURANTE LA REALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO, LO QUE PUEDE OCASIONAR LA PÉRDIDA INADVERTIDA DE LA MISMA. EL SISTEMA EVITA LA SALIDA INADVERTIDA DE LA AGUJA DURANTE EL AVANCE POR EL CANAL DEL ENDOSCOPIO, ASÍ COMO LA CONSECUENTE PUNCIÓN DEL CANAL DE TRABAJO. UNA VEZ RETIRADO EL CATÉTER, PERO PARA EVITAR EL RIESGO DE PUNCIÓN INADVERTIDA DEL PERSONAL HAY QUE VOLVER A COLOCAR EL SISTEMA DE SEGURIDAD, QUE HA SIDO RETIRADO PARA SACAR LA AGUJA. VAINA EXTERNA DE MENOR RESISTENCIA QUE LA OFERTA DE OLYMPUS Y LA DE BOSTON, QUE PERMITE EN MENOR MEDIDA EL AVANCE DE LA AGUJA EN PROCEDIMIENTOS COMPLEJOS (ENTEROSCOPIA Y CPRE). LA VAINA A PESAR DE TENER UN REFUERZO EN LA PARTE DISTAL, ANTE LA POSIBILIDAD DE TENER QUE TRABAJAR CON LA PUNTA DOBLADA EN DETERMINADOS PROCEDIMIENTOS, NO FACILITA EL ADECUADO AVANCE Y RETROCESO DE LA AGUJA. LUMEN INTERNO FINO, QUE DIFICULTA LA INYECCIÓN DE FLUIDOS DENSOS	10
	46	SU.PC.SANI.01.13.21.400000		CATETER AGUJA P/ ENDOSCOPIA	LONGITUD DE AGUJA 4 mm. LONGITUD COMPATIBLE CON ENTEROSCOPIO. COMPATIBLE CON CANAL DE TRABAJO DE 2,8 mm	4330	21,00%	24,170000	29,245700	MEDICINA TÉCNICA WERKSTATTE IBÉRICA, S.L.		CIP: 100123014277 - REF: BP-41623	AGUJA DE 25 g, QUE RESULTA DEMASIADO FINA PARA LOS PROCEDIMIENTOS MÁS HABITUALES EN ENDOSCOPIA	5

Agr	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS	Unidades licitar 2 años	%iva	Precio licitacion s/iva	Precio unitario con IVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
	46	SU.PC.SANI.01.13.21.400000		CATETER AGUJA P/ ENDOSCOPIA	LONGITUD DE AGUJA 4 mm. LONGITUD COMPATIBLE CON ENTEROSCOPIO. COMPATIBLE CON CANAL DE TRABAJO DE 2,8 mm	4330	21,00%	24,170000	29,245700	OLYMPUS IBERIA, S.A.U.		CIP: 100101991516 - REF: N5407330	AGUJA DE 23 G ADECUADA EN CALIBRE PARA LOS PROCEDIMIENTOS ENDOSCÓPICOS, MANGO ERGONÓMICO CON POSICIÓN DE SEGURIDAD INTEGRADA EN EL MANGO, SIN TRATARSE DE UNA PIEZA APARTE COMO LA OFERTA DE BOSTON, QUE EVITA LA SALIDA INADVERTIDA DE LA AGUJA DURANTE EL AVANCE POR EL CANAL DEL ENDOSCOPIO, ASÍ COMO LA CONSECUENTE PUNCIÓN DEL CANAL DE TRABAJO. EL SISTEMA DE SEGURIDAD SE QUEDA FIRME UNA VEZ RETIRADO EL CATÉTER, EVITANDO EL RIESGO DE PUNCIÓN INADVERTIDA DEL PERSONAL. VAINA EXTERNA RESISTENTE, QUE PERMITE EL AVANCE DE LA AGUJA EN PROCEDIMIENTOS COMPLEJOS (ENTEROSCOPIA Y CPRE). LUMEN INTERNO ADECUADO QUE PERMITE LA INYECCIÓN DE FLUIDOS DENSOS	30
	46	SU.PC.SANI.01.13.21.400000		CATETER AGUJA P/ ENDOSCOPIA	LONGITUD DE AGUJA 4 mm. LONGITUD COMPATIBLE CON ENTEROSCOPIO. COMPATIBLE CON CANAL DE TRABAJO DE 2,8 mm	4330	21,00%	24,170000	29,245700	PALEX MEDICAL S.A.		CIP: 100137879015 - REF: SN1-I10-407-23-220	NO PRESENTA MUESTRA, LO QUE IMPIDE REALIZAR SU VALORACIÓN	-
	46	SU.PC.SANI.01.13.21.400000		CATETER AGUJA P/ ENDOSCOPIA	LONGITUD DE AGUJA 4 mm. LONGITUD COMPATIBLE CON ENTEROSCOPIO. COMPATIBLE CON CANAL DE TRABAJO DE 2,8 mm	4330	21,00%	24,170000	29,245700	SISTEMAS TÉCNICOS ENDOSCÓPICOS, S.A		CIP: 100103993336 - REF: INJ1-A2-07-4-23-230	AGUJA DE 23 G ADECUADA EN CALIBRE PARA LOS PROCEDIMIENTOS ENDOSCÓPICOS, MANGO POCO ERGONÓMICO POR SU SISTEMA DE AVANCE DE PEQUEÑO TAMAÑO. NO DISPONE DE SISTEMA DE SEGURIDAD QUE EVITE LA SALIDA INADVERTIDA DE LA AGUJA DURANTE EL AVANCE POR EL CANAL DEL ENDOSCOPIO, ASÍ COMO LA CONSECUENTE PUNCIÓN DEL CANAL DE TRABAJO. UNA VEZ RETIRADO EL CATÉTER, NI EL RIESGO DE PUNCIÓN INADVERTIDA DEL PERSONAL. VAINA EXTERNA DE MENOR RESISTENCIA QUE LA OFERTA DE OLYMPUS Y LA DE BOSTON, QUE PERMITE EN MENOR MEDIDA EL AVANCE DE LA AGUJA EN PROCEDIMIENTOS COMPLEJOS (ENTEROSCOPIA Y CPRE). LA VAINA A PESAR DE TENER UN REFUERZO EN LA PARTE DISTAL, ANTE LA POSIBILIDAD DE TENER QUE TRABAJAR CON LA PUNTA DOBLADA EN DETERMINADOS PROCEDIMIENTOS, NO FACILITA EL ADECUADO AVANCE Y RETROCESO DE LA AGUJA. LUMEN INTERNO ADECUADO, QUE PERMITE LA INYECCIÓN DE FLUIDOS DENSOS	10
	47	SU.PC.SANI.01.13.21.500000		CATETER LITOTRIPTOR	DIÁMETRO DE LA CESTA APROXIMADAMENTE 30 mm. COMPATIBLE CON MANGO REUTILIZABLE REFERENCIA MAJ 441. EN CASO DE NO DISPONER DE DICHA COMPATIBILIDAD, SE ACEPTARÁN OFERTAS QUE INCLUYAN LA CESIÓN DE DOS MANGOS REUTILIZABLES COMPATIBLES CON EL CATÉTER LITOTRIPTOR OFERTADO	18	21,00%	525,092593	635,362037	OLYMPUS IBERIA, S.A.U.		CIP: 100010295897 - REF: N2302830	LA OFERTA PRESENTADA ES COMPATIBLE CON EL MANGO MAJ 441, Y RESULTA MUY RESISTENTE A LA PRESIÓN, LO QUE PERMITE ROMPER LA PIEDRA PARA PODERLA EXTRAER A TROZOS CON CESTA CONVENCIONAL	30
	47	SU.PC.SANI.01.13.21.500000		CATETER LITOTRIPTOR	DIÁMETRO DE LA CESTA APROXIMADAMENTE 30 mm. COMPATIBLE CON MANGO REUTILIZABLE REFERENCIA MAJ 441. EN CASO DE NO DISPONER DE DICHA COMPATIBILIDAD, SE ACEPTARÁN OFERTAS QUE INCLUYAN LA CESIÓN DE DOS MANGOS REUTILIZABLES COMPATIBLES CON EL CATÉTER LITOTRIPTOR OFERTADO	18	21,00%	525,092593	635,362037	SISTEMAS TÉCNICOS ENDOSCÓPICOS, S.A		CIP: 100114782619 - REF: BAS3K23535200	PRESENTA MANGO DE LITOTRICIA DE UN SÓLO USO INTEGRADO CON EL CATÉTER, CON SISTEMA DE TORNILLO POCO RESISTENTE, CON LO CUAL NO CUMPLE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS AL NO SER COMPATIBLE CON MANGO MAJ 441 NI PRESENTAR CESIÓN DE MANGOS REUTILIZABLES. LA CESTA ES ASÍ MISMO POCO RESISTENTE ANTE MODERADA PRESIÓN, POR LO QUE NO CUMPLE ADECUADAMENTE LA FUNCIÓN DE ROMPER LA PIEDRA PARA PODERLA EXTRAER A TROZOS CON CESTA CONVENCIONAL	0

Agr	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS	Unidades licitar 2 años	%iva	Precio licitacion s/iva	Precio unitario con IVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
	48	SU.PC.SANI.01.13.21.890000		SISTEMA MULTIBANDA VARICES ESOFAGICAS / HEMORROIDALES/POLIPOS P/ENDOSCOPIO	A SAS SIN CARACT ESPECIALES	104	21,00%	115,000000	139,150000	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	OB	CIP-100004685123-REF. MICROVASIVE SPEEDBAND M00542251	OFERTA 7 BANDAS CON CADA SISTEMA, LO QUE PERMITE PROCEDIMIENTOS CON MÁS NÚMERO DE LIGADURAS. EL MONTAJE Y SISTEMA DE LIBERACIÓN DE LAS BANDAS ES IMUY ADECUADO. NO CONTIENE LÁTEX, LO QUE ES ADECUADO PARA EVITAR POSIBLES ALERGIAS. COMPATIBLES CON TODOS LOS ENDOSCOPIOS EN CUANTO A SU DIÁMETRO EXTERNO	30
	48	SU.PC.SANI.01.13.21.890000		SISTEMA MULTIBANDA VARICES ESOFAGICAS / HEMORROIDALES/POLIPOS P/ENDOSCOPIO	A SAS SIN CARACT ESPECIALES	104	21,00%	115,000000	139,150000	COOK ESPAÑA, S.A.	OB	CIP-100000871300-REF. 4,6,10 SHOOTER MBL-6	OFERTA 6 BANDAS CON CADA SISTEMA, LO QUE PERMITE PROCEDIMIENTOS CON MÁS NÚMERO DE LIGADURAS. EL MONTAJE Y SISTEMA DE LIBERACIÓN DE LAS BANDAS ES IMUY ADECUADO. CONTIENE LÁTEX, LO QUE ES MENOS ADECUADO PARA EVITAR POSIBLES ALERGIAS. COMPATIBLES CON TODOS LOS ENDOSCOPIOS. EN CUANTO A SU DIÁMETRO EXTERNO	20
	48	SU.PC.SANI.01.13.21.890000		SISTEMA MULTIBANDA VARICES ESOFAGICAS / HEMORROIDALES/POLIPOS P/ENDOSCOPIO	A SAS SIN CARACT ESPECIALES	104	21,00%	115,000000	139,150000	SISTEMAS TÉCNICOS ENDOSCÓPICOS, S.A		CIP: 100123902044 - REF: MBLS-6F	OFERTA 6 BANDAS CON CADA SISTEMA, LO QUE PERMITE PROCEDIMIENTOS CON MÁS NÚMERO DE LIGADURAS. EL MONTAJE Y SISTEMA DE LIBERACIÓN DE LAS BANDAS ES IMUY ADECUADO.CONTIENE LÁTEX, LO QUE ES MENOS ADECUADO PARA EVITAR POSIBLES ALERGIAS. COMPATIBLES CON TODOS LOS ENDOSCOPIOS EN CUANTO A SU DIÁMETRO EXTERNO	20
	49	SU.PC.SANI.01.13.23.100007		ESFINTEROTOMO 3 LUCES	PUNTA ROMA. LONGITUD DE CORTE DE 3 cm. COMPATIBLE CON GUÍA LARGA DE 0,035 "	1160	21,00%	70,100000	84,821000	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	OB	CIP-100083759654-REF. TRUETOME 8418	NO DISPONE DE MANGO CON SISTEMA DE ADAPTACIÓN A LA CAÑA DEL ENDOSCOPIO, POR LO QUE NO PERMITE TRABAJAR CON UN SÓLO OPERADOR. EL MANGO PERMITE MANTENER LA POSICIÓN DE TENSIÓN DEL FILAMENTO DE CORTE, LO QUE EVITA LA NECESIDAD DE PRESIÓN PERMANENTE. PUNTA ROMA DE FORMA CÓNICA, LO QUE PERMITE CANULAR PAPILAS DE PEQUEÑO TAMAÑO. HILO DE CORTE SIN RECUBRIMIENTO DE SEGURIDAD, QUE NO IMPIDE CORTAR CON EL ESFINTEROTOMO DEMASIADO INTRODUCIDO EN PAPILA, CON LO QUE NO SE ASEGURA QUE SE CORTE SIEMPRE LO VISUALIZADO POR ENDOSCOPIA.EL CATÉTER NO DISPONE DE MARCA EXTERNA DE AVISO DE SALIDA DE LA PUNTA, LO QUE RALENTIZA LA INTRODUCCIÓN	20
	49	SU.PC.SANI.01.13.23.100007		ESFINTEROTOMO 3 LUCES	PUNTA ROMA. LONGITUD DE CORTE DE 3 cm. COMPATIBLE CON GUÍA LARGA DE 0,035 "	1160	21,00%	70,100000	84,821000	CARDIOLINK, S.L.	OB	CIP-100138049831-REF. AMH-TM-B1530	NO DISPONE DE MANGO CON SISTEMA DE ADAPTACIÓN A LA CAÑA DEL ENDOSCOPIO, POR LO QUE NO PERMITE TRABAJAR CON UN SÓLO OPERADOR. EL MANGO PERMITE MANTENER LA POSICIÓN DE TENSIÓN DEL FILAMENTO DE CORTE, LO QUE EVITA LA NECESIDAD DE PRESIÓN PERMANENTE. PUNTA LIGERAMENTE ROMA DE FORMA NO CÓNICA, LO QUE DIFICULTA CANULAR PAPILAS DE PEQUEÑO TAMAÑO. HILO DE CORTE SIN RECUBRIMIENTO DE SEGURIDAD, QUE NO IMPIDE CORTAR CON EL ESFINTEROTOMO DEMASIADO INTRODUCIDO EN PAPILA, CON LO QUE NO SE ASEGURA QUE SE CORTE SIEMPRE LO VISUALIZADO POR ENDOSCOPIA. EL CATÉTER NO DISPONE DE MARCA EXTERNA DE AVISO DE SALIDA DE LA PUNTA, LO QUE RALENTIZA LA INTRODUCCIÓN. DISTANCIA ENTRE ALAMBRE Y PUNTA DE CATÉTER EXCESIVAMENTE LARGA, LO QUE DIFICULTA LA CANULACIÓN EN SITUACIONES DE PROXIMIDAD A LA PAPILA, AL NO PERMITIR QUE EL ALAMBRE ESTÉ FUERA DEL CANAL DE TRABAJO DURANTE LAS MANIOBRAS DE CANULACIÓN	5
	49	SU.PC.SANI.01.13.23.100007		ESFINTEROTOMO 3 LUCES	PUNTA ROMA. LONGITUD DE CORTE DE 3 cm. COMPATIBLE CON GUÍA LARGA DE 0,035 "	1160	21,00%	70,100000	84,821000	COOK ESPAÑA, S.A.	OB	CIP-100010292160-REF. TRI-TOME TRI-25	NO PRESENTA MUESTRA, LUEGO NO SE PUEDE VALORAR	-

Agr	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS	Unidades licitar 2 años	%iva	Precio licitacion s/iva	Precio unitario con IVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
	49	SU.PC.SANI.01.13.23.100007		ESFINTEROTOMO 3 LUCES	PUNTA ROMA. LONGITUD DE CORTE DE 3 cm. COMPATIBLE CON GUÍA LARGA DE 0,035 "	1160	21,00%	70,100000	84,821000	MEDICINA TÉCNICA WERKSTATTE IBÉRICA, S.L.		CIP: 100117492784-REF: 99023381	NO DISPONE DE MANGO CON SISTEMA DE ADAPTACIÓN A LA CAÑA DEL ENDOSCOPIO, POR LO QUE NO PERMITE TRABAJAR CON UN SÓLO OPERADOR. EL MANGO PERMITE MANTENER LA POSICIÓN DE TENSIÓN DEL FILAMENTO DE CORTE, LO QUE EVITA LA NECESIDAD DE PRESIÓN PERMANENTE. PUNTA LIGERAMENTE ROMA DE FORMA NO CÓNICA, LO QUE DIFICULTA CANULAR PAPILAS DE PEQUEÑO TAMAÑO. HILO DE CORTE SIN RECUBRIMIENTO DE SEGURIDAD, QUE NO IMPIDE CORTAR CON EL ESFINTEROTOMO DEMASIADO INTRODUCIDO EN PAPILA, CON LO QUE NO SE ASEGURA QUE SE CORTE SIEMPRE LO VISUALIZADO POR ENDOSCOPIA. EL CATÉTER NO DISPONE DE MARCA EXTERNA DE AVISO DE SALIDA DE LA PUNTA, LO QUE RALENTIZA LA INTRODUCCIÓN. EL ALAMBRE QUEDA DEFORMADO TRAS MÁXIMA TENSIÓN, PERDIENDO EL ARCO DE CORTE, LO QUE DIFICULTA LA ESFINTEROTOMÍA	5
	49	SU.PC.SANI.01.13.23.100007		ESFINTEROTOMO 3 LUCES	PUNTA ROMA. LONGITUD DE CORTE DE 3 cm. COMPATIBLE CON GUÍA LARGA DE 0,035 "	1160	21,00%	70,100000	84,821000	OLYMPUS IBERIA, S.A.U.		CIP: 100010281654-REF: N5411230	DISPONE DE MANGO CON SISTEMA DE ADAPTACIÓN A LA CAÑA DEL ENDOSCOPIO, LO QUE PERMITE TRABAJAR CON UN SÓLO OPERADOR, ADEMÁS PERMITE MANTENER LA POSICIÓN DE TENSIÓN DEL FILAMENTO DE CORTE, LO QUE EVITA LA NECESIDAD DE PRESIÓN PERMANENTE. PUNTA ROMA DE FORMA CÓNICA, LO QUE PERMITE CANULAR PAPILAS DE PEQUEÑO TAMAÑO. HILO DE CORTE CON RECUBRIMIENTO DE SEGURIDAD, QUE IMPIDE CORTAR CON EL ESFINTEROTOMO DEMASIADO INTRODUCIDO EN PAPILA, CON LO QUE SE CORTA SIEMPRE LO VISUALIZADO POR ENDOSCOPIA.EL CATÉTER DISPONE DE MARCA EXTERNA DE AVISO DE SALIDA DE LA PUNTA, LO QUE AGILIZA LA INTRODUCCIÓN	30
	49	SU.PC.SANI.01.13.23.100007		ESFINTEROTOMO 3 LUCES	PUNTA ROMA. LONGITUD DE CORTE DE 3 cm. COMPATIBLE CON GUÍA LARGA DE 0,035 "	1160	21,00%	70,100000	84,821000	PALEX MEDICAL S.A.		CIP: 100000876350-REF: 7105AC	NO PRESENTA MUESTRAS, POR LO QUE NO SE PUEDE VALORAR	-
	49	SU.PC.SANI.01.13.23.100007		ESFINTEROTOMO 3 LUCES	PUNTA ROMA. LONGITUD DE CORTE DE 3 cm. COMPATIBLE CON GUÍA LARGA DE 0,035 "	1160	21,00%	70,100000	84,821000	SISTEMAS TÉCNICOS ENDOSCÓPICOS, S.A		CIP: 100100665229-REF: DSP-30525-11111	EL MANGO PERMITE MANTENER LA POSICIÓN DE TENSIÓN DEL FILAMENTO DE CORTE, LO QUE EVITA LA NECESIDAD DE PRESIÓN PERMANENTE. PUNTA LIGERAMENTE ROMA DE FORMA NO CÓNICA, LO QUE DIFICULTA CANULAR PAPILAS DE PEQUEÑO TAMAÑO. HILO DE CORTE SIN RECUBRIMIENTO DE SEGURIDAD, QUE NO IMPIDE CORTAR CON EL ESFINTEROTOMO DEMASIADO INTRODUCIDO EN PAPILA, CON LO QUE NO SE ASEGURA QUE SE CORTE SIEMPRE LO VISUALIZADO POR ENDOSCOPIA. EL CATÉTER NO DISPONE DE MARCA EXTERNA DE AVISO DE SALIDA DE LA PUNTA, LO QUE RALENTIZA LA INTRODUCCIÓN. EL CATÉTER EN SU EXTREMO DISTAL SE DEFORMA, DOBLANDOSE AL TENSAR EL ALAMBRE DE CORTE, LO QUE IMPIDE LA PROGRESIÓN DE LA GUÍA Y PUEDE SUPONER QUE QUEDE INSERVIBLE	5
	50	SU.PC.SANI.01.13.23.100008		ESFINTEROTOMO DE CUCHILLO	PUNTA DE AGUJA. LONGITUD DE CORTE DE 4 ó 5 mm. DE TRES LUCES, COMPATIBLE CON GUÍA LARGA	80	21,00%	150,000000	181,500000	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	OB	CIP-100001068794-REF. MICROVASIVE MICROKNIFE XL 3281	EL MANGO NO DISPONE DE SISTEMA DE ADAPTACIÓN A LA CAÑA DEL ENDOSCOPIO, LO QUE DIFICULTA EL TRABAJO CON UN SÓLO OPERADOR. PUNTA PRECURVADA, QUE FACILITA ENFRENTAR LA PAPILA PARA SU CORTE. EL CATÉTER NO DISPONE DE MARCA EXTERNA DE AVISO DE SALIDA DE LA PUNTA, LO QUE RALENTIZA LA INTRODUCCIÓN	20
	50	SU.PC.SANI.01.13.23.100008		ESFINTEROTOMO DE CUCHILLO	PUNTA DE AGUJA. LONGITUD DE CORTE DE 4 ó 5 mm. DE TRES LUCES, COMPATIBLE CON GUÍA LARGA	80	21,00%	150,000000	181,500000	COOK ESPAÑA, S.A.	OB	CIP-100005834331-REF. HUIBREGTSE HPC-2	NO PRESENTA MUESTRAS, POR LO QUE NO SE PUEDE VALORAR	-
	50	SU.PC.SANI.01.13.23.100008		ESFINTEROTOMO DE CUCHILLO	PUNTA DE AGUJA. LONGITUD DE CORTE DE 4 ó 5 mm. DE TRES LUCES, COMPATIBLE CON GUÍA LARGA	80	21,00%	150,000000	181,500000	MEDICINA TÉCNICA WERKSTATTE IBÉRICA, S.L.		CIP: 100137553922 - REF: 99023121	EL MANGO NO DISPONE DE SISTEMA DE ADAPTACIÓN A LA CAÑA DEL ENDOSCOPIO, LO QUE DIFICULTA EL TRABAJO CON UN SÓLO OPERADOR. NO DISPONE DE PUNTA PRECURVADA, LO QUE DIFICULTA EL PODER ENFRENTAR LA PAPILA PARA SU CORTE. EL CATÉTER NO DISPONE DE MARCA EXTERNA DE AVISO DE SALIDA DE LA PUNTA, LO QUE RALENTIZA LA INTRODUCCIÓN	10

Agr	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS	Unidades licitar 2 años	%iva	Precio licitacion s/iva	Precio unitario con IVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
	50	SU.PC.SANI.01.13.23.100008		ESFINTEROTOMO DE CUCHILLO	PUNTA DE AGUJA. LONGITUD DE CORTE DE 4 ó 5 mm. DE TRES LUCES, COMPATIBLE CON GUÍA LARGA	80	21,00%	150,000000	181,500000	OLYMPUS IBERIA, S.A.U.		CIP: 100125153677 - REF: N5420730	EL MANGO DISPONE DE SISTEMA DE ADAPTACIÓN A LA CAÑA DEL ENDOSCOPIO, LO QUE PERMITE TRABAJAR CON UN SÓLO OPERADOR. PUNTA PRECURVADA, QUE FACILITA ENFRENTAR LA PAPILA PARA SU CORTE. EL CATÉTER DISPONE DE MARCA EXTERNA DE AVISO DE SALIDA DE LA PUNTA, LO QUE AGILIZA LA INTRODUCCIÓN	30
	50	SU.PC.SANI.01.13.23.100008		ESFINTEROTOMO DE CUCHILLO	PUNTA DE AGUJA. LONGITUD DE CORTE DE 4 ó 5 mm. DE TRES LUCES, COMPATIBLE CON GUÍA LARGA	80	21,00%	150,000000	181,500000	SISTEMAS TÉCNICOS ENDOSCÓPICOS, S.A		CIP: 100099694200 - REF: PAP1-K8-06-35OL	EL MANGO NO DISPONE DE SISTEMA DE ADAPTACIÓN A LA CAÑA DEL ENDOSCOPIO, LO QUE DIFICULTA EL TRABAJO CON UN SÓLO OPERADOR. NO DISPONE DE PUNTA PRECURVADA, LO QUE DIFICULTA EL PODER ENFRENTAR LA PAPILA PARA SU CORTE. EL CATÉTER NO DISPONE DE MARCA EXTERNA DE AVISO DE SALIDA DE LA PUNTA, LO QUE RALENTIZA LA INTRODUCCIÓN	10
	51	SU.PC.SANI.01.13.23.500006		SUTURA HEMOSTATICA	LAZO DE COMPRESIÓN DE PEDÍCULO DE PÓLIPOS, DIÁMETRO DEL LAZO APROXIMADAMENTE 30 mm. LONGITUD COMPATIBLE CON COLONOSCOPIO	40	10,00%	97,740000	107,514000	IZASA HOSPITAL, S.L.U.	OB	CIP-100133544836-REF. 144LOOP40B0LD230D0	NO PRESENTA MUESTRAS, POR LO QUE NO SE PUEDE VALORAR	-
	51	SU.PC.SANI.01.13.23.500006		SUTURA HEMOSTATICA	LAZO DE COMPRESIÓN DE PEDÍCULO DE PÓLIPOS, DIÁMETRO DEL LAZO APROXIMADAMENTE 30 mm. LONGITUD COMPATIBLE CON COLONOSCOPIO	40	10,00%	97,740000	107,514000	OLYMPUS IBERIA, S.A.U.		CIP: 100013499153 - REF: N5382130	SISTEMA PREMONTADO DE DIÁMETRO Y LONGITUD ADECUADA, MUY ADECUADO PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	30
	52	SU.PC.SANI.01.13.23.500008		HEMOSTATICO IRREASORBIBLE P/ USO ENDOSCÓPICO	DEBERÁ INCLUIR EL SISTEMA DE PROPULSIÓN	8	21,00%	460,000000	556,600000	**SIN OFERTAS**				
	53	SU.PC.SANI.01.13.23.505000		ASA POLIPECTOMIA	DIÁMETRO DEL ASA 20 mm trenzada, forma oval, compatible para corte con electrobisturí,	360	21,00%	18,704132	22,632000	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	OB	CIP-100093769564-REF. CAPTIVATOR II 6124	MANGO CON MEDIDOR QUE PERMITE CONOCER EL DIÁMETRO DE APERTURA Y CIERRE, LO QUE PERMITE SABER LA PROGRESIÓN DE LA RESECCIÓN. ASA QUE DISPONE DE UN TRENZADO ESPECÍFICO RÍGIDO, PERO SIN SALIENTES EN FORMA DE GARFIO QUE PERMITAN EL AGARRE EN LESIONES PLANAS, Y POR LO TANTO DE MENOR UTILIDAD PARA MUCOSECTOMÍA	10
	53	SU.PC.SANI.01.13.23.505000		ASA POLIPECTOMIA	DIÁMETRO DEL ASA 20 mm trenzada, forma oval, compatible para corte con electrobisturí,	360	21,00%	18,704132	22,632000	COOK ESPAÑA, S.A.	OB	CIP-100028859407-REF. ACUSNARE-SOFT SASM-1-S	NO PRESENTA MUESTRA, POR LO QUE NO SE PUEDE VALORAR	-
	53	SU.PC.SANI.01.13.23.505000		ASA POLIPECTOMIA	DIÁMETRO DEL ASA 20 mm trenzada, forma oval, compatible para corte con electrobisturí,	360	21,00%	18,704132	22,632000	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	OB	CIP-100119143266-REF. MTMED120SNA / MED-120-SNA	MANGO CON MEDIDOR QUE PERMITE CONOCER EL DIÁMETRO DE APERTURA Y CIERRE, LO QUE PERMITE SABER LA PROGRESIÓN DE LA RESECCIÓN. ASA QUE DISPONE DE UN TRENZADO ESPECÍFICO RÍGIDO, PERO SIN SALIENTES EN FORMA DE GARFIO QUE PERMITAN EL AGARRE EN LESIONES PLANAS, Y POR LO TANTO DE MENOR UTILIDAD PARA MUCOSECTOMÍA	10
	53	SU.PC.SANI.01.13.23.505000		ASA POLIPECTOMIA	DIÁMETRO DEL ASA 20 mm trenzada, forma oval, compatible para corte con electrobisturí,	360	21,00%	18,704132	22,632000	IZASA HOSPITAL, S.L.U.	OB	CIP-100130993565-REF. 144CJADR23230O20	NO PRESENTA MUESTRA, POR LO QUE NO SE PUEDE VALORAR	-
	53	SU.PC.SANI.01.13.23.505000		ASA POLIPECTOMIA	DIÁMETRO DEL ASA 20 mm trenzada, forma oval, compatible para corte con electrobisturí,	360	21,00%	18,704132	22,632000	MEDICINA TÉCNICA WERKSTATTE IBÉRICA, S.L.		CIP: 100137583925 - REF: 99052011212	MANGO SIN MEDIDOR QUE PERMITA SABER EL DIÁMETRO DE APERTURA Y CIERRE, PARA CONOCER LA PROGRESIÓN DE LA RESECCIÓN. ASA QUE DISPONE DE UN TRENZADO ESPECÍFICO RÍGIDO, PERO SIN SALIENTES EN FORMA DE GARFIO QUE PERMITAN EL AGARRE EN LESIONES PLANAS, Y POR LO TANTO DE MENOR UTILIDAD PARA MUCOSECTOMÍA	10
	53	SU.PC.SANI.01.13.23.505000		ASA POLIPECTOMIA	DIÁMETRO DEL ASA 20 mm trenzada, forma oval, compatible para corte con electrobisturí,	360	21,00%	18,704132	22,632000	OLYMPUS IBERIA, S.A.U.		CIP: 100100921710 - REF: N4471230	MANGO CON MEDIDOR QUE PERMITE SABER EL DIÁMETRO DE APERTURA Y CIERRE, LO QUE PERMITE CONOCER LA PROFGRESIÓN DE LA RESECCIÓN. ASA QUE DISPONE DE UN TRENZADO ESPECÍFICO EXTRARRÍGIDO Y CON SALIENTES EN FORMA DE GARFIO QUE PERMITE EL AGARRE EN LESIONES PLANAS, SIENDO MUY ÚTIL PARA MUCOSECTOMÍA	30

Agr	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS	Unidades licitar 2 años	%iva	Precio licitacion s/iva	Precio unitario con IVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
	53	SU.PC.SANI.01.13.23.505000		ASA POLIPECTOMIA	DIÁMETRO DEL ASA 20 mm trenzada, forma oval, compatible para corte con electrobisturí,	360	21,00%	18,704132	22,632000	PALEX MEDICAL S.A.		CIP: 100137879116 - REF: PS1-A10-25-23-220	EL ASA PRESENTADA ES DE 25 mm DE DIÁMETRO, POR LO QUE NO CUMPLE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS, AL SOLICITARSE DE 20 mm	0
	53	SU.PC.SANI.01.13.23.505000		ASA POLIPECTOMIA	DIÁMETRO DEL ASA 20 mm trenzada, forma oval, compatible para corte con electrobisturí,	360	21,00%	18,704132	22,632000	SISTEMAS TÉCNICOS ENDOSCÓPICOS, S.A		CIP: 100123024874 - REF: POL1-B7-20-23-220OL	MANGO SIN MEDIDOR QUE PERMITA SABER EL DIÁMETRO DE APERTURA Y CIERRE, PARA CONOCER LA PROGRESIÓN DE LA RESECCIÓN. ASA QUE DISPONE DE UN TRENZADO ESPECÍFICO RÍGIDO, PERO SIN SALIENTES EN FORMA DE GARFIO QUE PERMITAN EL AGARRE EN LESIONES PLANAS, Y POR LO TANTO DE MENOR UTILIDAD PARA MUCOSECTOMÍA	10
	54	SU.PC.SANI.01.13.23.600002		CLIPS HEMOSTATICO REPOSICIONABLE	REPOSICIONABLE Y GIRATORIO. TALLA MEDIANA. LONGITUD CATÉTER COMPATIBLE CON ENTEROSCOPIO	3260	10,00%	63,640000	70,004000	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	OB	CIP-100103131633-REF. RESOLUTION CLIP 360 2123	VAINA METÁLICA EXTERNA QUE PERMITE UN GIRO DE ALTA PRECISIÓN UNO A UNO (SIN EFECTO HÉLICE), TANTO POR EL AYUDANTE GIRANDO EL MANGO, COMO POR EL ENDOSCOPISTA GIRANDO LA VAINA METÁLICA, LO QUE LO HACE MÁS VERSÁTIL EN SITUACIONES DE URGENCIA. COMPATIBLE CON RESONANCIA. LONGITUD DE LA FUNDA DEL CLIP ADECUADA. APERTURA DEL CLIP DE 11 mm (TALLA MEDIANA). LONGITUD DEL CATÉTER DE 235 cm SE CONSIDERA ADECUADA	30
	54	SU.PC.SANI.01.13.23.600002		CLIPS HEMOSTATICO REPOSICIONABLE	REPOSICIONABLE Y GIRATORIO. TALLA MEDIANA. LONGITUD CATÉTER COMPATIBLE CON ENTEROSCOPIO	3260	10,00%	63,640000	70,004000	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	OB	CIP-100130983069-REF. MTMED420CLP / MED-420-CLP	LA OFERTA NO CUMPLE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS AL SER UN CLIP DE TALLA GRANDE, CUANDO SE SOLICITA MEDIANA	0
	54	SU.PC.SANI.01.13.23.600002		CLIPS HEMOSTATICO REPOSICIONABLE	REPOSICIONABLE Y GIRATORIO. TALLA MEDIANA. LONGITUD CATÉTER COMPATIBLE CON ENTEROSCOPIO	3260	10,00%	63,640000	70,004000	IZASA HOSPITAL, S.L.U.	OB	CIP-100129123375-REF. 144CJ-HC11-25-230	NO PRESENTA MUESTRA, POR LO QUE NO SE PUEDE VALORAR	-
	54	SU.PC.SANI.01.13.23.600002		CLIPS HEMOSTATICO REPOSICIONABLE	REPOSICIONABLE Y GIRATORIO. TALLA MEDIANA. LONGITUD CATÉTER COMPATIBLE CON ENTEROSCOPIO	3260	10,00%	63,640000	70,004000	MEDICINA TÉCNICA WERKSTATTE IBÉRICA, S.L.		CIP: 100122413802 - REF: '991125230	VAINA METÁLICA EXTERNA QUE PERMITE UN GIRO DE ALTA PRECISIÓN UNO A UNO (SIN EFECTO HÉLICE), AUNQUE SÓLO POR EL AYUDANTE GIRANDO EL MANGO, PERO NO POR EL ENDOSCOPISTA GIRANDO LA VAINA METÁLICA, LO QUE LO HACE MENOS VERSÁTIL EN SITUACIONES DE URGENCIA. EN FICHA TÉCNICA MANIFIESTA RIESGO ACEPTABLE EN RESONANCIA MAGNÉTICA, PERO NO LA COMPATIBILIDAD CON LA MISMA. LONGITUD DE LA FUNDA DEL CLIP CORTA, QUE FACILITA LA COLOCACIÓN DE CLIPS MUY PROXIMOS UNOS A OTROS. APERTURA DEL CLIP DE 11 mm (TALLA MEDIANA). LONGITUD DEL CATÉTER DE 230 cm SE CONSIDERA ADECUADA	20
	54	SU.PC.SANI.01.13.23.600002		CLIPS HEMOSTATICO REPOSICIONABLE	REPOSICIONABLE Y GIRATORIO. TALLA MEDIANA. LONGITUD CATÉTER COMPATIBLE CON ENTEROSCOPIO	3260	10,00%	63,640000	70,004000	MEDICINA TÉCNICA WERKSTATTE IBÉRICA, S.L.		CIP: 100131003375 - REF: '991325230	VAINA METÁLICA EXTERNA QUE PERMITE UN GIRO DE ALTA PRECISIÓN UNO A UNO (SIN EFECTO HÉLICE), AUNQUE SÓLO POR EL AYUDANTE GIRANDO EL MANGO, PERO NO POR EL ENDOSCOPISTA GIRANDO LA VAINA METÁLICA, LO QUE LO HACE MENOS VERSÁTIL EN SITUACIONES DE URGENCIA. EN FICHA TÉCNICA MANIFIESTA RIESGO ACEPTABLE EN RESONANCIA MAGNÉTICA, PERO NO LA COMPATIBILIDAD CON LA MISMA. LONGITUD DE LA FUNDA DEL CLIP CORTA, QUE FACILITA LA COLOCACIÓN DE CLIPS MUY PROXIMOS UNOS A OTROS. APERTURA DEL CLIP DE 13 mm (TALLA MEDIANA GRANDE), QUE ES MENOS ADECUADA AL NO ADAPTARSE A TODOS LOS PROCEDIMIENTOS. LONGITUD DEL CATÉTER DE 230 cm SE CONSIDERA ADECUADA	10

Agr	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS	Unidades licitar 2 años	%iva	Precio licitacion s/iva	Precio unitario con IVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
	54	SU.PC.SANI.01.13.23.600002		CLIPS HEMOSTATICO REPOSICIONABLE	REPOSICIONABLE Y GIRATORIO. TALLA MEDIANA. LONGITUD CATÉTER COMPATIBLE CON ENTEROSCOPIO	3260	10,00%	63,640000	70,004000	MEDICINA TÉCNICA WERKSTATTE IBÉRICA, S.L.		CIP: 100137584632 - REF: 991125260	VAINA METÁLICA EXTERNA QUE PERMITE UN GIRO DE ALTA PRECISIÓN UNO A UNO (SIN EFECTO HÉLICE), AUNQUE SÓLO POR EL AYUDANTE GIRANDO EL MANGO, PERO NO POR EL ENDOSCOPISTA GIRANDO LA VAINA METÁLICA, LO QUE LO HACE MENOS VERSÁTIL EN SITUACIONES DE URGENCIA. EN FICHA TÉCNICA MANIFIESTA RIESGO ACEPTABLE EN RESONANCIA MAGNÉTICA, PERO NO LA COMPATIBILIDAD CON LA MISMA. LONGITUD DE LA FUNDA DEL CLIP CORTA, QUE FACILITA LA COLOCACIÓN DE CLIPS MUY PROXIMOS UNOS A OTROS. APERTURA DEL CLIP DE 11 mm (TALLA MEDIANA). LONGITUD DEL CATÉTER DE 260 cm SE CONSIDERA DEMASIADO LARGA PARA LOS PROCEDIMIENTOS HABITUALES, SIENDO SUFICIENTE CON 230 PARA EL ENTEROSCOPIO	10
	54	SU.PC.SANI.01.13.23.600002		CLIPS HEMOSTATICO REPOSICIONABLE	REPOSICIONABLE Y GIRATORIO. TALLA MEDIANA. LONGITUD CATÉTER COMPATIBLE CON ENTEROSCOPIO	3260	10,00%	63,640000	70,004000	OLYMPUS IBERIA, S.A.U.		CIP: 100095901904 - REF: N4509130	LA OFERTA NO CUMPLE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS AL SER UN CLIP DE TALLA GRANDE, CUANDO SE SOLICITA MEDIANA	0
	54	SU.PC.SANI.01.13.23.600002		CLIPS HEMOSTATICO REPOSICIONABLE	REPOSICIONABLE Y GIRATORIO. TALLA MEDIANA. LONGITUD CATÉTER COMPATIBLE CON ENTEROSCOPIO	3260	10,00%	63,640000	70,004000	PALEX MEDICAL S.A.		CIP: 100137878702 - REF:FE-D135230HCRE	VAINA METÁLICA EXTERNA QUE PERMITE UN GIRO DE ALTA PRECISIÓN UNO A UNO (SIN EFECTO HÉLICE), AUNQUE SÓLO POR EL AYUDANTE GIRANDO EL MANGO, PERO NO POR EL ENDOSCOPISTA GIRANDO LA VAINA METÁLICA, LO QUE LO HACE MENOS VERSÁTIL EN SITUACIONES DE URGENCIA. EN FICHA TÉCNICANO NO MENCIONA NADA ACERCA DE LA COMPATIBILIDAD CON RESONANCIA MAGNÉTICA. LONGITUD DE LA FUNDA DEL CLIP CORTA, QUE FACILITA LA COLOCACIÓN DE CLIPS MUY PROXIMOS UNOS A OTROS. APERTURA DEL CLIP INDICA MAYOR O IGUAL A 10 mm (TALLA MEDIANA PERO ALGO MÁS PEQUEÑA QUE LOS DE 11 mm, LO QUE SE CONSIDERA MENOS ADECUADO PARA LA COBERTURA DE LOS PROCEDIMIENTOS MÁS HABITUALES). LONGITUD DEL CATÉTER DE 230 cm SE CONSIDERA ADECUADA	10
	54	SU.PC.SANI.01.13.23.600002		CLIPS HEMOSTATICO REPOSICIONABLE	REPOSICIONABLE Y GIRATORIO. TALLA MEDIANA. LONGITUD CATÉTER COMPATIBLE CON ENTEROSCOPIO	3260	10,00%	63,640000	70,004000	SISTEMAS TÉCNICOS ENDOSCÓPICOS, S.A		CIP: 100138495533 - REF:ROCC-D-26-230-C-S	VAINA METÁLICA EXTERNA QUE PERMITE UN GIRO DE ALTA PRECISIÓN UNO A UNO (SIN EFECTO HÉLICE), AUNQUE SÓLO POR EL AYUDANTE GIRANDO EL MANGO, PERO NO POR EL ENDOSCOPISTA GIRANDO LA VAINA METÁLICA, LO QUE LO HACE MENOS VERSÁTIL EN SITUACIONES DE URGENCIA. EN FICHA TÉCNICA MANIFIESTA COMPATIBILIDAD CONDICIONAL CON RESONANCIA MAGNÉTICA, PERO NO LA COMPATIBILIDAD CON LA MISMA EN TODOS LOS CASOS. LONGITUD DE LA FUNDA DEL CLIP MUY CORTA, ES LA OFERTA QUE MÁS FACILITA LA COLOCACIÓN DE CLIPS MUY PROXIMOS UNOS A OTROS. APERTURA DEL CLIP DE 11 mm (TALLA MEDIANA). LONGITUD DEL CATÉTER DE 230 cm SE CONSIDERA ADECUADA	20
	55	SU.PC.SANI.01.13.23.600002		CLIPS HEMOSTATICO REPOSICIONABLE	REPOSICIONABLE Y GIRATORIO. TALLA GRANDE. LONGITUD CATÉTER COMPATIBLE CON ENTEROSCOPIO	680	10,00%	67,500000	74,250000	CARDIOLINK, S.L.	OB	CIP-100103481062-REF. AMH-HRL-230-15-135-Y	VAINA METÁLICA EXTERNA Y SISTEMA DE ROTACIÓN EN EL MANGO, QUE NO PERMITE UN GIRO DE ALTA PRECISIÓN UNO A UNO, SINO QUE PROVOCA EFECTO HÉLICE, Y SÓLO PUEDE ACCIONARSE POR EL AYUDANTE, PERO NO POR EL ENDOSCOPISTA GIRANDO LA VAINA METÁLICA, LO QUE LO HACE MENOS VERSÁTIL EN SITUACIONES DE URGENCIA. EN FICHA TÉCNICA MENCIONA LA NO COMPATIBILIDAD CON RESONANCIA MAGNÉTICA. LONGITUD DE LA FUNDA DEL CLIP ACEPTABLE. APERTURA DEL CLIP 16 mm (TALLA GRANDE). LONGITUD DEL CATÉTER DE 230 cm SE CONSIDERA ADECUADA	5

Agr	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS	Unidades licitar 2 años	%iva	Precio licitacion s/iva	Precio unitario con IVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
	55	SU.PC.SANI.01.13.23.600002		CLIPS HEMOSTATICO REPOSICIONABLE	REPOSICIONABLE Y GIRATORIO. TALLA GRANDE. LONGITUD CATÉTER COMPATIBLE CON ENTEROSCOPIO	680	10,00%	67,500000	74,250000	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	OB	CIP-100130982958-REF. MTMED410CLP / MED-410-CLP	VAINA METÁLICA EXTERNA Y SISTEMA DE ROTACIÓN EN EL MANGO QUE PERMITE UN GIRO DE ALTA PRECISIÓN UNO A UNO (SIN EFECTO HÉLICE), AUNQUE SÓLO POR EL AYUDANTE GIRANDO EL MANGO, PERO NO POR EL ENDOSCOPISTA GIRANDO LA VAINA METÁLICA, LO QUE LO HACE MENOS VERSÁTIL EN SITUACIONES DE URGENCIA. EN FICHA TÉCNICA NO MANIFIESTA NADA ACERCA DE LA COMPATIBILIDAD CON RESONANCIA MAGNÉTICA. LONGITUD DE LA FUNDA DEL CLIP ACEPTABLE. APERTURA DEL CLIP DE 16 mm (TALLA GRANDE). LONGITUD DEL CATÉTER DE 230 cm SE CONSIDERA ADECUADA	10
	55	SU.PC.SANI.01.13.23.600002		CLIPS HEMOSTATICO REPOSICIONABLE	REPOSICIONABLE Y GIRATORIO. TALLA GRANDE. LONGITUD CATÉTER COMPATIBLE CON ENTEROSCOPIO	680	10,00%	67,500000	74,250000	IZASA HOSPITAL, S.L.U.	OB	CIP-100129134588-REF. 144CJ-HC169025-230	NO PRESENTA MUESTRA, POR LO QUE NO SE PUEDE VALORAR	-
	55	SU.PC.SANI.01.13.23.600002		CLIPS HEMOSTATICO REPOSICIONABLE	REPOSICIONABLE Y GIRATORIO. TALLA GRANDE. LONGITUD CATÉTER COMPATIBLE CON ENTEROSCOPIO	680	10,00%	67,500000	74,250000	MEDICINA TÉCNICA WERKSTATTE IBÉRICA, S.L.		CIP: 100126353294 - REF: 991625230	VAINA METÁLICA EXTERNA QUE PERMITE UN GIRO DE ALTA PRECISIÓN UNO A UNO (SIN EFECTO HÉLICE), AUNQUE SÓLO POR EL AYUDANTE GIRANDO EL MANGO, PERO NO POR EL ENDOSCOPISTA GIRANDO LA VAINA METÁLICA, LO QUE LO HACE MENOS VERSÁTIL EN SITUACIONES DE URGENCIA. EN FICHA TÉCNICA MANIFIESTA RIESGO ACEPTABLE EN RESONANCIA MAGNÉTICA, PERO NO LA COMPATIBILIDAD CON LA MISMA. LONGITUD DE LA FUNDA DEL CLIP CORTA, QUE FACILITA LA COLOCACIÓN DE CLIPS MUY PROXIMOS UNOS A OTROS. APERTURA DEL CLIP DE 16 mm (TALLA GRANDE). LONGITUD DEL CATÉTER DE 230 cm SE CONSIDERA ADECUADO	20
	55	SU.PC.SANI.01.13.23.600002		CLIPS HEMOSTATICO REPOSICIONABLE	REPOSICIONABLE Y GIRATORIO. TALLA GRANDE. LONGITUD CATÉTER COMPATIBLE CON ENTEROSCOPIO	680	10,00%	67,500000	74,250000	OLYMPUS IBERIA, S.A.U.		CIP: 100095901904 - REF: N4509130	VAINA PLÁSTICA REMOVIBLE Y VAINA METÁLICA EXTERNA QUE PERMITE UN GIRO DE ALTA PRECISIÓN UNO A UNO (SIN EFECTO HÉLICE), AUNQUE SÓLO POR EL AYUDANTE GIRANDO EL MANGO, PERO NO POR EL ENDOSCOPISTA GIRANDO LA VAINA METÁLICA, LO QUE LO HACE MENOS VERSÁTIL EN SITUACIONES DE URGENCIA. EN FICHA TÉCNICA NO REFIERE NADA ACERCA DE LA COMPATIBILIDAD CON RESONANCIA MAGNÉTICA. LONGITUD DE LA FUNDA DEL CLIP ACEPTABLE. APERTURA DEL CLIP DE 16 mm (TALLA GRANDE). LONGITUD DEL CATÉTER DE 230 cm SE CONSIDERA ADECUADA	10
	55	SU.PC.SANI.01.13.23.600002		CLIPS HEMOSTATICO REPOSICIONABLE	REPOSICIONABLE Y GIRATORIO. TALLA GRANDE. LONGITUD CATÉTER COMPATIBLE CON ENTEROSCOPIO	680	10,00%	67,500000	74,250000	PALEX MEDICAL S.A.		CIP: 100133413217 - REF: FE-D135230HCR16	VAINA METÁLICA EXTERNA QUE PERMITE UN GIRO DE ALTA PRECISIÓN UNO A UNO (SIN EFECTO HÉLICE), AUNQUE SÓLO POR EL AYUDANTE GIRANDO EL MANGO, PERO NO POR EL ENDOSCOPISTA GIRANDO LA VAINA METÁLICA, LO QUE LO HACE MENOS VERSÁTIL EN SITUACIONES DE URGENCIA. EN FICHA TÉCNICA NO MENCIONANADA ACERCA DE LA COMPATIBILIDAD CON RESONANCIA MAGNÉTICA. LONGITUD DE LA FUNDA DEL CLIP CORTA, QUE FACILITA LA COLOCACIÓN DE CLIPS MUY PROXIMOS UNOS A OTROS. APERTURA DEL CLIP DE 16 mm (TALLA GRANDE). LONGITUD DEL CATÉTER DE 230 cm SE CONSIDERA ADECUADA	10
	55	SU.PC.SANI.01.13.23.600002		CLIPS HEMOSTATICO REPOSICIONABLE	REPOSICIONABLE Y GIRATORIO. TALLA GRANDE. LONGITUD CATÉTER COMPATIBLE CON ENTEROSCOPIO	680	10,00%	67,500000	74,250000	SISTEMAS TÉCNICOS ENDOSCÓPICOS, S.A		CIP: 100138524334 - REF: ROCC-F-26-230-C-S	VAINA METÁLICA EXTERNA QUE PERMITE UN GIRO DE ALTA PRECISIÓN UNO A UNO (SIN EFECTO HÉLICE), AUNQUE SÓLO POR EL AYUDANTE GIRANDO EL MANGO, PERO NO POR EL ENDOSCOPISTA GIRANDO LA VAINA METÁLICA, LO QUE LO HACE MENOS VERSÁTIL EN SITUACIONES DE URGENCIA. EN FICHA TÉCNICA MANIFIESTA COMPATIBILIDAD CONDICIONAL CON RESONANCIA MAGNÉTICA, PERO NO LA COMPATIBILIDAD CON LA MISMA EN TODOS LOS CASOS. LONGITUD DE LA FUNDA DEL CLIP MUY CORTA, ES LA OFERTA QUE MÁS FACILITA LA COLOCACIÓN DE CLIPS MUY PROXIMOS UNOS A OTROS. APERTURA DEL CLIP DE 16 mm (TALLA GRANDE). LONGITUD DEL CATÉTER DE 230 cm SE CONSIDERA ADECUADA	30
	56	SU.PC.SANI.01.13.23.700001		RESECTOR ENDOSCOPICO	TIPO TIJERA, CON PALAS AISLADAS DE TAMAÑO CORTO APROX 7 mm	10	21,00%	282,400000	341,704000	**SIN OFERTAS**				

Agr	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS	Unidades licitar 2 años	%iva	Precio licitacion s/iva	Precio unitario con IVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
	57	SU.PC.SANI.01.13.23.700001		RESECTOR ENDOSCOPICO	TIPO BISTURÍ, CON PUNTA REDONDA NO AISLADA PARA DISECCIÓN SUBMUCOSA. CON POSIBILIDAD DE INYECCIÓN	30	21,00%	520,000000	629,200000	OLYMPUS IBERIA, S.A.U.		CIP: 100111022741 - REF: N5405230	RESECTOR MUY ADECUADO, QUE DISPONE DE MARCA DE COLOR EN LA PUNTA QUE PERMITE UN CONTROL VISUAL DE LA CANTIDAD DE CATÉTER FUERA DEL CANAL DE TRABAJO	30
	57	SU.PC.SANI.01.13.23.700001		RESECTOR ENDOSCOPICO	TIPO BISTURÍ, CON PUNTA REDONDA NO AISLADA PARA DISECCIÓN SUBMUCOSA. CON POSIBILIDAD DE INYECCIÓN	30	21,00%	520,000000	629,200000	SISTEMAS TÉCNICOS ENDOSCÓPICOS, S.A		CIP: 100126584924 - REF: AF-D2423EB	RESECTOR ADECUADO, PERO QUE NO DISPONE DE MARCA DE COLOR EN LA PUNTA QUE PERMITA UN CONTROL VISUAL DE LA CANTIDAD DE CATÉTER FUERA DEL CANAL DE TRABAJO, SINO QUE ES UN CATÉTER DE COLOR NEGRO SIN MARCAS	20
	58	SU.PC.SANI.01.13.40.200004		CATETER CITOLOGIA BILIAR PUNTA CEPILLO / DOBLE LUZ	COMPATIBLE CON GUÍA LARGA Y GUÍA CORTA	140	21,00%	93,000000	112,530000	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	OB	CIP-100000883321-REF. MICROVASIVE CYTOLOGY 4500	MANGO DE ANILLA POCO ERGONÓMICO. LA PUNTA DE LA VAINA ES DE CALIBRE ADECUADO, LO QUE FACILITA EL PASO POR ESTENOSIS. LAS CERDAS DEL CEPILLO SON ADECUADAS AL SER MÁS PRONUNCIADAS, POR LO QUE EL EFECTO DE ARRASTRE ES EL CORRECTO	20
	58	SU.PC.SANI.01.13.40.200004		CATETER CITOLOGIA BILIAR PUNTA CEPILLO / DOBLE LUZ	COMPATIBLE CON GUÍA LARGA Y GUÍA CORTA	140	21,00%	93,000000	112,530000	COOK ESPAÑA, S.A.	OB	CIP-100016806965-REF. FUSION FS-CB-1.5-S	NO PRESENTA MUESTRA, LUEGO NO SE PUEDE VALORAR	-
	58	SU.PC.SANI.01.13.40.200004		CATETER CITOLOGIA BILIAR PUNTA CEPILLO / DOBLE LUZ	COMPATIBLE CON GUÍA LARGA Y GUÍA CORTA	140	21,00%	93,000000	112,530000	MEDICINA TÉCNICA WERKSTATTE IBÉRICA, S.L.		CIP: 100111552491 - REF: '0821281	NO CUMPLE PRESCRIPICIONES TÉCNICAS AL NO SER COMPATIBLE CON GUÍA CORTA.	0
	58	SU.PC.SANI.01.13.40.200004		CATETER CITOLOGIA BILIAR PUNTA CEPILLO / DOBLE LUZ	COMPATIBLE CON GUÍA LARGA Y GUÍA CORTA	140	21,00%	93,000000	112,530000	SISTEMAS TÉCNICOS ENDOSCÓPICOS, S.A		CIP: 100099902110 - REF: '711652	EL SISTEMA DE DESLIZAMIENTO DEL MANGO RESULTA ALGO RÍGIDO Y NO SE DESPLAZA CON SUAVIDAD. LA PUNTA DE LA VAINA ES DE GRUESO CALIBRE, LO QUE DIFICULTA EL PASO POR ESTENOSIS. LAS CERDAS DEL CEPILLO SON ADECUADAS AL SER MÁS PRONUNCIADAS, POR LO QUE EL EFECTO DE ARRASTRE ES EL CORRECTO	10
	59	SU.PC.SANI.01.13.40.201000		CATETER CITOLOGIA BRONQUIAL PUNTA CEPILLO	LONGITUD COMPATIBLE CON VIDEOBROSCOPIOS ESTÁNDAR. DIÁMETRO DEL CATÉTER ENTRE 1,8 Y 2 MM	160	21,00%	17,600000	21,296000	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	OB	CIP-100000883927-REF. MICROVASIVE CELLEBRITY 1607	LA OFERTA ES MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	30
	59	SU.PC.SANI.01.13.40.201000		CATETER CITOLOGIA BRONQUIAL PUNTA CEPILLO	LONGITUD COMPATIBLE CON VIDEOBROSCOPIOS ESTÁNDAR. DIÁMETRO DEL CATÉTER ENTRE 1,8 Y 2 MM	160	21,00%	17,600000	21,296000	MEDICINA TÉCNICA WERKSTATTE IBÉRICA, S.L.		CIP: 100005778264 - REF: "0832011	LA OFERTA ES MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	30
	59	SU.PC.SANI.01.13.40.201000		CATETER CITOLOGIA BRONQUIAL PUNTA CEPILLO	LONGITUD COMPATIBLE CON VIDEOBROSCOPIOS ESTÁNDAR. DIÁMETRO DEL CATÉTER ENTRE 1,8 Y 2 MM	160	21,00%	17,600000	21,296000	OLYMPUS IBERIA, S.A.U.		CIP: 100000883826 - REF: 026049	LA OFERTA ES MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	30
	59	SU.PC.SANI.01.13.40.201000		CATETER CITOLOGIA BRONQUIAL PUNTA CEPILLO	LONGITUD COMPATIBLE CON VIDEOBROSCOPIOS ESTÁNDAR. DIÁMETRO DEL CATÉTER ENTRE 1,8 Y 2 MM	160	21,00%	17,600000	21,296000	PALEX MEDICAL S.A.		CIP: 100013906073 - REF: 130	LA OFERTA ES MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	30
	59	SU.PC.SANI.01.13.40.201000		CATETER CITOLOGIA BRONQUIAL PUNTA CEPILLO	LONGITUD COMPATIBLE CON VIDEOBROSCOPIOS ESTÁNDAR. DIÁMETRO DEL CATÉTER ENTRE 1,8 Y 2 MM	160	21,00%	17,600000	21,296000	SISTEMAS TÉCNICOS ENDOSCÓPICOS, S.A		CIP: 100131299051 - REF: CYB-30S-12C	LA OFERTA ES MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	30
	60	SU.PC.SANI.01.13.40.216000		CATETER CITOLOGIA TRANSBRONQUIAL PUNTA AGUJA	LONGITUD COMPATIBLE CON VIDEOBROSCOPIOS ESTÁNDAR. TIPO DE AGUJA NO FENESTRADA. DIÁMETRO DEL CATÉTER COMPATIBLE CON CANAL DE TRABAJO DE 2,2MM	30	21,00%	60,750000	73,507500	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	OB	CIP-100004707953-REF. EXCELON 6410	AGUJA DE CALIBRE 19 g, MÁS GRUESA QUE EL DE LA OTRA OFERTA DE ESTA MISMA EMPRESA, CON LO CUAL RESULTA MENOS ADECUADA DADO QUE EL MENOR GROSOR FACILITA LA PENETRACIÓN BRONQUIAL	10
	60	SU.PC.SANI.01.13.40.216000		CATETER CITOLOGIA TRANSBRONQUIAL PUNTA AGUJA	LONGITUD COMPATIBLE CON VIDEOBROSCOPIOS ESTÁNDAR. TIPO DE AGUJA NO FENESTRADA. DIÁMETRO DEL CATÉTER COMPATIBLE CON CANAL DE TRABAJO DE 2,2MM	30	21,00%	60,750000	73,507500	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	V1	CIP-100004708064-REF. EXCELON 6412	AGUJA DE CALIBRE 21 g, MÁS DELGADA QUE EL DE LA OTRA OFERTA DE ESTA MISMA EMPRESA, CON LO CUAL RESULTA MÁS ADECUADA DADO QUE EL MENOR GROSOR FACILITA LA PENETRACIÓN BRONQUIAL. INCORPORA JERINGA ESPECÍFICA QUE SE ACOPLA AL MECANISMO DE MANIPULACIÓN DE LA AGUJA	30

Agr	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS	Unidades licitar 2 años	%iva	Precio licitacion s/iva	Precio unitario con IVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
	60	SU.PC.SANI.01.13.40.216000		CATETER CITOLOGIA TRANSBRONQUIAL PUNTA AGUJA	LONGITUD COMPATIBLE CON VIDEOBROSCOPIOS ESTÁNDAR. TIPO DE AGUJA NO FENESTRADA. DIÁMETRO DEL CATÉTER COMPATIBLE CON CANAL DE TRABAJO DE 2,2MM	30	21,00%	60,750000	73,507500	OLYMPUS IBERIA, S.A.U.		CIP: 100010284987 - REF:N1880630	AGUJA DE CALIBRE 21 g, CON LO CUAL RESULTA ADECUADA DADO QUE EL MENOR GROSOR FACILITA LA PENETRACIÓN BRONQUIAL. EL MECANISMO DE MANIPULACIÓN ES ADECUADO, PUES AUNQUE NO INCORPORA JERINGA ESPECÍFICA, ES COMPATIBLE CON CUALQUIER JERINGA CONO LUER ESTÁNDAR	30
	60	SU.PC.SANI.01.13.40.216000		CATETER CITOLOGIA TRANSBRONQUIAL PUNTA AGUJA	LONGITUD COMPATIBLE CON VIDEOBROSCOPIOS ESTÁNDAR. TIPO DE AGUJA NO FENESTRADA. DIÁMETRO DEL CATÉTER COMPATIBLE CON CANAL DE TRABAJO DE 2,2MM	30	21,00%	60,750000	73,507500	PALEX MEDICAL S.A.		CIP: 100000884432 - REF:MW-122	AGUJA DE CALIBRE 21 g, CON LO CUAL RESULTA ADECUADA DADO QUE EL MENOR GROSOR FACILITA LA PENETRACIÓN BRONQUIAL. EL MECANISMO DE MANIPULACIÓN ES ADECUADO, PUES AUNQUE NO INCORPORA JERINGA ESPECÍFICA, ES COMPATIBLE CON CUALQUIER JERINGA CONO LUER ESTÁNDAR	30
	61	SU.PC.SANI.01.13.40.500006		PINZA DE BIOPSIA ESTANDAR RESPIRATORIO	LONGITUD Y DIÁMETRO COMPATIBLE CON BRONCOSCOPIOS DE 2,2MM. TIPO DE PUNTA BASCULANTE	390	21,00%	8,700000	10,527000	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	OB	CIP-100072013417-REF. RADIAL JAW 4 PULMONAR 1518	AUNQUE LA PINZA ES ADECUADA, CON TAMAÑO DE LAS PALAS CORRECTO PARA LA OBTENCIÓN DE CANTIDAD DE MUESTRA SUFICIENTE, PRESENTA EL INCONVENIENTE DE QUE DISPONE DE UNA ALETAS LATERALES POR DEBAJO DE LAS VALVAS DE LA PNZA, QUE ANTE TEJIDOS DE CONSISTENCIA DURA EN QUE NO SE PUEDE CERRAR DEL TODO, PUEDE SUPONER MAYOR DIFICULTAD DE RETIRADA A TRAVÉS DEL CANAL DEL ENDOSCOPIO	20
	61	SU.PC.SANI.01.13.40.500006		PINZA DE BIOPSIA ESTANDAR RESPIRATORIO	LONGITUD Y DIÁMETRO COMPATIBLE CON BRONCOSCOPIOS DE 2,2MM. TIPO DE PUNTA BASCULANTE	390	21,00%	8,700000	10,527000	IZASA HOSPITAL, S.L.U.	OB	CIP-100130993262-REF. 144AN/AMHBFA	NO PRESENTA MUESTRA, LO QUE IMPIDE REALIZAR SU VALORACIÓN	-
	61	SU.PC.SANI.01.13.40.500006		PINZA DE BIOPSIA ESTANDAR RESPIRATORIO	LONGITUD Y DIÁMETRO COMPATIBLE CON BRONCOSCOPIOS DE 2,2MM. TIPO DE PUNTA BASCULANTE	390	21,00%	8,700000	10,527000	MEDICINA TÉCNICA WERKSTATTE IBÉRICA, S.L.		CIP: 100111553007 - REF: 99063402811	PINZA DE PALA MÁS PEQUEÑA QUE EL DEL RESTO DE OFERTAS, POR LO QUE SE CONSIDERA MENOS ADECUADA AL PODER RESULTAR QUE EL VOLUMEN DE MUESTRA QUE SE CONSIGUE TOMAR SEA MENOR Y PUEDA NO RESULTAR SUFICIENTE EN ALGUNOS CASOS. DISPONE TAMBIÉN DE ALETAS LATERALES POR DEBAJO DE LAS VALVAS DE LA PINZA, QUE SOBRESALEN MENOS QUE EL DE LA OFERTA DE BOSTON, POR LO QUE ANTE TEJIDOS DE CONSISTENCIA DURA EN QUE NO SE PUEDE CERRAR DEL TODO, SUPONE MENOS DIFICULTAD DE RETIRADA A TRAVÉS DEL CANAL DEL ENDOSCOPIO	10
	61	SU.PC.SANI.01.13.40.500006		PINZA DE BIOPSIA ESTANDAR RESPIRATORIO	LONGITUD Y DIÁMETRO COMPATIBLE CON BRONCOSCOPIOS DE 2,2MM. TIPO DE PUNTA BASCULANTE	390	21,00%	8,700000	10,527000	OLYMPUS IBERIA, S.A.U.		CIP: 100000889189 - REF: N5432030	LA PINZA ES ADECUADA, CON TAMAÑO DE LAS PALAS CORRECTO PARA LA OBTENCIÓN DE CANTIDAD DE MUESTRA SUFICIENTE, PRESENTA ALETAS LATERALES POR DEBAJO DE LAS VALVAS DE LA PNZA, PERO QUE SOBRESALEN MENOS QUE LAS DE BOSTON, POR LO QUE ANTE TEJIDOS DE CONSISTENCIA DURA EN QUE NO SE PUEDE CERRAR DEL TODO, SUPONE MENOR DIFICULTAD DE RETIRADA A TRAVÉS DEL CANAL DEL ENDOSCOPIO	30
	61	SU.PC.SANI.01.13.40.500006		PINZA DE BIOPSIA ESTANDAR RESPIRATORIO	LONGITUD Y DIÁMETRO COMPATIBLE CON BRONCOSCOPIOS DE 2,2MM. TIPO DE PUNTA BASCULANTE	390	21,00%	8,700000	10,527000	SISTEMAS TÉCNICOS ENDOSCÓPICOS, S.A		CIP: 100123027208 - REF: NBF02-11018120	LA PINZA ES ADECUADA, CON TAMAÑO DE LAS PALAS CORRECTO PARA LA OBTENCIÓN DE CANTIDAD DE MUESTRA SUFICIENTE, PRESENTA ALETAS LATERALES POR DEBAJO DE LAS VALVAS DE LA PNZA, PERO QUE SOBRESALEN MENOS QUE LAS DE BOSTON, POR LO QUE ANTE TEJIDOS DE CONSISTENCIA DURA EN QUE NO SE PUEDE CERRAR DEL TODO, SUPONE MENOR DIFICULTAD DE RETIRADA A TRAVÉS DEL CANAL DEL ENDOSCOPIO	30
	62	SU.PC.SANI.01.13.40.510000		PINZA DE BIOPSIA ESTANDAR DIGESTIVO	PINZA TIPO DE PUNTA COCODRILO COMPATIBLE CON CANAL DE TRABAJO DE 1,8 mm.	80	21,00%	8,000000	9,680000	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	OB	CIP-100072756613-REF. RADIAL JAW 4 GP 1344	MANGO ERGONÓMICO. LA FUERZA DE AGARRE DE LAS PALAS DE LA PINZA ES MUY ADECUADA PARA LA TOMA DE LA MUESTRA	30
	62	SU.PC.SANI.01.13.40.510000		PINZA DE BIOPSIA ESTANDAR DIGESTIVO	PINZA TIPO DE PUNTA COCODRILO COMPATIBLE CON CANAL DE TRABAJO DE 1,8 mm.	80	21,00%	8,000000	9,680000	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	OB	CIP-100138115707-REF. MTMED114FOR / MED114FOR	MANGO ERGONÓMICO. DISPONE DE POCA FUERZA DE AGARRE DE LAS PALAS PARA LA TOMA DE LA MUESTRA, LO QUE PUEDE SUPONER UN INCREMENTO SUSTANCIAL DEL TIEMPO DEL PROCEDIMIENTO O LA NECESIDAD DE REPETIR LA TOMA DE MUESTRA	10

Agr	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS	Unidades licitar 2 años	%iva	Precio licitacion s/iva	Precio unitario con IVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
	63	SU.PC.SANI.01.13.40.510000		PINZA DE BIOPSIA ESTANDAR DIGESTIVO	PINZA PUNTA TIPO CAZOLETA CON AGUJA COMPATIBLE CON CANAL DE TRABAJO DE 2,8 mm Y LONGITUD COMPATIBLE CON ENTEROSCOPIO	13580	21,00%	7,000000	8,470000	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	OB	CIP-100016813037-REF. RADIAL JAW 1341	MANGO ERGONÓMICO. LA FUERZA DE AGARRE DE LAS PALAS DE LA PINZA ES MUY ADECUADA PARA LA TOMA DE LA MUESTRA. TRES ZONAS MARCADAS EN LA VAINA, DOS DE ELLAS PARA INDICAR DURANTE LA INTRODUCCIÓN LA SALIDA DE LA PINZA SEGÚN LONGITUD DEL GASTROSCOPIO O COLONOSCOPIO, Y LA TERCERA MARCA ES PARA INDICAR EN RETIRADA QUE ESTÁ PRÓXIMA LA SALIDA DE LA PUNTA DE LA AGUJA, LO QUE AGILIZA EL PROCEDIMIENTO DE INSERCIÓN Y RETIRADA, Y LE CONFIERE MAYOR SEGURIDAD. CATÉTER FLEXIBLE QUE FACILITA LA TOMA DE BIOPSIA EN RETROVISIÓN. CABEZAL BASCULANTE PERO MENOR DE 90 GRADOS, QUE AYUDA A LA TOMA DE BIOPSIAS EN ACCESO LATERAL, PERO EN MENOR MEDIDA QUE LA OFERTA DE OLYMPUS QUE BASCULA HASTA 90 GRADOS	30
	63	SU.PC.SANI.01.13.40.510000		PINZA DE BIOPSIA ESTANDAR DIGESTIVO	PINZA PUNTA TIPO CAZOLETA CON AGUJA COMPATIBLE CON CANAL DE TRABAJO DE 2,8 mm Y LONGITUD COMPATIBLE CON ENTEROSCOPIO	13580	21,00%	7,000000	8,470000	CARDIOLINK, S.L.	OB	CIP-100138049730-REF. AMHBFB2.4X2300	MANGO ERGONÓMICO. DISPONE DE POCA FUERZA DE AGARRE DE LAS PALAS PARA LA TOMA DE LA MUESTRA, LO QUE PUEDE SUPONER UN INCREMENTO SUSTANCIAL DEL TIEMPO DEL PROCEDIMIENTO O LA NECESIDAD DE REPETIR LA TOMA DE MUESTRA. NO DISPONE DE MARCAS EN LA VAINA QUE AYUDEN A AGILIZAR EL PROCEDIMIENTO DE INSERCIÓN Y RETIRADA. CATÉTER FLEXIBLE QUE FACILITA LA TOMA DE BIOPSIA EN RETROVISIÓN. CABEZAL NO BASCULANTE, QUE DIFICULTA LA TOMA DE BIOPSIAS EN ACCESO LATERAL	5
	63	SU.PC.SANI.01.13.40.510000		PINZA DE BIOPSIA ESTANDAR DIGESTIVO	PINZA PUNTA TIPO CAZOLETA CON AGUJA COMPATIBLE CON CANAL DE TRABAJO DE 2,8 mm Y LONGITUD COMPATIBLE CON ENTEROSCOPIO	13580	21,00%	7,000000	8,470000	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	OB	CIP-100122956280-REF. MTMED109FOR / MED-109-FOR	MANGO ERGONÓMICO. DISPONE DE POCA FUERZA DE AGARRE DE LAS PALAS PARA LA TOMA DE LA MUESTRA, LO QUE PUEDE SUPONER UN INCREMENTO SUSTANCIAL DEL TIEMPO DEL PROCEDIMIENTO O LA NECESIDAD DE REPETIR LA TOMA DE MUESTRA. NO DISPONE DE MARCAS EN LA VAINA QUE AYUDEN A AGILIZAR EL PROCEDIMIENTO DE INSERCIÓN Y RETIRADA. CATÉTER FLEXIBLE QUE FACILITA LA TOMA DE BIOPSIA EN RETROVISIÓN. CABEZAL NO BASCULANTE, QUE DIFICULTA LA TOMA DE BIOPSIAS EN ACCESO LATERAL	5
	63	SU.PC.SANI.01.13.40.510000		PINZA DE BIOPSIA ESTANDAR DIGESTIVO	PINZA PUNTA TIPO CAZOLETA CON AGUJA COMPATIBLE CON CANAL DE TRABAJO DE 2,8 mm Y LONGITUD COMPATIBLE CON ENTEROSCOPIO	13580	21,00%	7,000000	8,470000	MEDICINA TÉCNICA WERKSTATTE IBÉRICA, S.L.		CIP: 100103501771 - REF: 99063502814	MANGO ERGONÓMICO. LA FUERZA DE AGARRE DE LAS PALAS DE LA PINZA ES ADECUADA PARA LA TOMA DE LA MUESTRA, PERO MENOR QUE LA OFERTADA POR BOSTON Y OLYMPUS. DOS ZONAS MARCADAS EN LA VAINA, UNA DE ELLAS PARA INDICAR DURANTE LA INTRODUCCIÓN LA SALIDA DE LA PINZA SEGÚN LONGITUD DEL GASTROSCOPIO, PERO NO LA DEL COLONOSCOPIO, Y LA SEGUNDA MARCA ES PARA INDICAR EN RETIRADA QUE ESTÁ PRÓXIMA LA SALIDA DE LA PUNTA DE LA AGUJA, LO QUE AGILIZA EL PROCEDIMIENTO DE INSERCIÓN Y RETIRADA PARA GASTROSCOPIA, PERO EN MENOR MEDIDA EN CUANTO A LA INSERCIÓN PARA COLONOSCOPIA. CATÉTER FLEXIBLE QUE FACILITA LA TOMA DE BIOPSIA EN RETROVISIÓN. CABEZAL NO BASCULANTE, QUE DIFICULTA LA TOMA DE BIOPSIAS EN ACCESO LATERAL	10
	63	SU.PC.SANI.01.13.40.510000		PINZA DE BIOPSIA ESTANDAR DIGESTIVO	PINZA PUNTA TIPO CAZOLETA CON AGUJA COMPATIBLE CON CANAL DE TRABAJO DE 2,8 mm Y LONGITUD COMPATIBLE CON ENTEROSCOPIO	13580	21,00%	7,000000	8,470000	OLYMPUS IBERIA, S.A.U.		CIP: 100000885644-REF: N5355630	MANGO ERGONÓMICO. LA FUERZA DE AGARRE DE LAS PALAS DE LA PINZA ES MUY ADECUADA PARA LA TOMA DE LA MUESTRA. NO DISPONE DE MARCAS EN LA VAINA QUE AYUDEN A AGILIZAR EL PROCEDIMIENTO DE INSERCIÓN Y RETIRADA Y LE CONFIERAN MAYOR SEGURIDAD. CATÉTER FLEXIBLE QUE FACILITA LA TOMA DE BIOPSIA EN RETROVISIÓN. CABEZAL BASCULANTE 90 GRADOS, LO QUE FACILITA EN GRAN MEDIDA LA TOMA DE BIOPSIAS EN ACCESO LATERAL	20
	63	SU.PC.SANI.01.13.40.510000		PINZA DE BIOPSIA ESTANDAR DIGESTIVO	PINZA PUNTA TIPO CAZOLETA CON AGUJA COMPATIBLE CON CANAL DE TRABAJO DE 2,8 mm Y LONGITUD COMPATIBLE CON ENTEROSCOPIO	13580	21,00%	7,000000	8,470000	PALEX MEDICAL S.A.		CIP: 100137878904-REF: FE-D2423BWC	MANGO ERGONÓMICO. DISPONE DE POCA FUERZA DE AGARRE DE LAS PALAS PARA LA TOMA DE LA MUESTRA, LO QUE PUEDE SUPONER UN INCREMENTO SUSTANCIAL DEL TIEMPO DEL PROCEDIMIENTO O LA NECESIDAD DE REPETIR LA TOMA DE MUESTRA. NO DISPONE DE MARCAS EN LA VAINA QUE AYUDEN A AGILIZAR EL PROCEDIMIENTO DE INSERCIÓN Y RETIRADA. CATÉTER FLEXIBLE QUE FACILITA LA TOMA DE BIOPSIA EN RETROVISIÓN. CABEZAL NO BASCULANTE, LO QUE DIFICULTA LA TOMA DE BIOPSIAS EN ACCESO LATERAL	5

Agr	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS	Unidades licitar 2 años	%iva	Precio licitacion s/iva	Precio unitario con IVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
	63	SU.PC.SANI.01.13.40.510000		PINZA DE BIOPSIA ESTANDAR DIGESTIVO	PINZA PUNTA TIPO CAZOLETA CON AGUJA COMPATIBLE CON CANAL DE TRABAJO DE 2,8 mm Y LONGITUD COMPATIBLE CON ENTEROSCOPIO	13580	21,00%	7,000000	8,470000	SISTEMAS TÉCNICOS ENDOSCÓPICOS, S.A		CIP: 100123027107-REF: EBF53-11123230	MANGO ERGONÓMICO. LA FUERZA DE AGARRE DE LAS PALAS DE LA PINZA ES ACEPTABLE PARA LA TOMA DE LA MUESTRA, PERO MENOR QUE LA OFERTADA POR BOSTON Y OLYMPUS. DOS ZONAS MARCADAS EN LA VAINA, UNA DE ELLAS PARA INDICAR DURANTE LA INTRODUCCIÓN LA SALIDA DE LA PINZA SEGÚN LONGITUD DEL COLONOSCOPIO, PERO NO LA DEL GASTROSCOPIO, Y LA SEGUNDA MARCA ES PARA INDICAR EN RETIRADA QUE ESTÁ PRÓXIMA LA SALIDA DE LA PUNTA DE LA AGUJA, LO QUE AGILIZA EL PROCEDIMIENTO DE INSERCIÓN Y RETIRADA PARA COLONOSCOPIA, PERO EN MENOR MEDIDA EN CUANTO A LA INSERCIÓN PARA GASTROSCOPIA . CATÉTER FLEXIBLE QUE FACILITA LA TOMA DE BIOPSIA EN RETROVISIÓN. CABEZAL NO BASCULANTE, QUE DIFICULTA LA TOMA DE BIOPSIAS EN ACCESO LATERAL	10
	64	SU.PC.SANI.01.13.40.510000		PINZA DE BIOPSIA ESTANDAR DIGESTIVO	PINZA DE GRAN CAPACIDAD CON PUNTA TIPO COCODRILO CON AGUJA COMPATIBLE CON CANAL DE TRABAJO DE 2,8 mm Y LONGITUD COMPATIBLE CON ENTEROSCOPIO	160	21,00%	10,000000	12,100000	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	OB	CIP-100008173055-REF. RADIAL JAW 1333	MANGO ERGONÓMICO. LA FUERZA DE AGARRE DE LAS PALAS DE LA PINZA ES MUY ADECUADA PARA LA TOMA DE LA MUESTRA. TRES ZONAS MARCADAS EN LA VAINA, DOS DE ELLAS PARA INDICAR DURANTE LA INTRODUCCIÓN LA SALIDA DE LA PINZA SEGÚN LONGITUD DEL GASTROSCOPIO O COLONOSCOPIO, Y LA TERCERA MARCA ES PARA INDICAR EN RETIRADA QUE ESTÁ PRÓXIMA LA SALIDA DE LA PUNTA DE LA AGUJA, LO QUE AGILIZA EL PROCEDIMIENTO DE INSERCIÓN Y RETIRADA. CATÉTER FLEXIBLE QUE FACILITA LA TOMA DE BIOPSIA EN RETROVISIÓN. CABEZAL BASCULANTE PERO MENOR DE 90 GRADOS, QUE AYUDA A LA TOMA DE BIOPSIAS EN ACCESO LATERAL, PERO EN MENOR MEDIDA QUE LA OFERTA DE OLYMPUS QUE BASCULA HASTA 90 GRADOS	20
	64	SU.PC.SANI.01.13.40.510000		PINZA DE BIOPSIA ESTANDAR DIGESTIVO	PINZA DE GRAN CAPACIDAD CON PUNTA TIPO COCODRILO CON AGUJA COMPATIBLE CON CANAL DE TRABAJO DE 2,8 mm Y LONGITUD COMPATIBLE CON ENTEROSCOPIO	160	21,00%	10,000000	12,100000	CARDIOLINK, S.L.	OB	CIP-100103522480-REF. AMHBFF2.4X2300	MANGO ERGONÓMICO. DISPONE DE POCA FUERZA DE AGARRE DE LAS PALAS PARA LA TOMA DE LA MUESTRA, LO QUE PUEDE SUPONER UN INCREMENTO SUSTANCIAL DEL TIEMPO DEL PROCEDIMIENTO O LA NECESIDAD DE REPETIR LA TOMA DE MUESTRA. NO DISPONE DE MARCAS EN LA VAINA QUE AYUDEN A AGILIZAR EL PROCEDIMIENTO DE INSERCIÓN Y RETIRADA. CATÉTER FLEXIBLE QUE FACILITA LA TOMA DE BIOPSIA EN RETROVISIÓN. CABEZAL NO BASCULANTE, QUE DIFICULTA LA TOMA DE BIOPSIAS EN ACCESO LATERAL	5
	64	SU.PC.SANI.01.13.40.510000		PINZA DE BIOPSIA ESTANDAR DIGESTIVO	PINZA DE GRAN CAPACIDAD CON PUNTA TIPO COCODRILO CON AGUJA COMPATIBLE CON CANAL DE TRABAJO DE 2,8 mm Y LONGITUD COMPATIBLE CON ENTEROSCOPIO	160	21,00%	10,000000	12,100000	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	OB	CIP-100126683621-REF. MTMED111FOR / MED-111-FOR	MANGO ERGONÓMICO. DISPONE DE POCA FUERZA DE AGARRE DE LAS PALAS PARA LA TOMA DE LA MUESTRA, LO QUE PUEDE SUPONER UN INCREMENTO SUSTANCIAL DEL TIEMPO DEL PROCEDIMIENTO O LA NECESIDAD DE REPETIR LA TOMA DE MUESTRA. NO DISPONE DE MARCAS EN LA VAINA QUE AYUDEN A AGILIZAR EL PROCEDIMIENTO DE INSERCIÓN Y RETIRADA. CATÉTER FLEXIBLE QUE FACILITA LA TOMA DE BIOPSIA EN RETROVISIÓN. CABEZAL NO BASCULANTE, QUE DIFICULTA LA TOMA DE BIOPSIAS EN ACCESO LATERAL	5
	64	SU.PC.SANI.01.13.40.510000		PINZA DE BIOPSIA ESTANDAR DIGESTIVO	PINZA DE GRAN CAPACIDAD CON PUNTA TIPO COCODRILO CON AGUJA COMPATIBLE CON CANAL DE TRABAJO DE 2,8 mm Y LONGITUD COMPATIBLE CON ENTEROSCOPIO	160	21,00%	10,000000	12,100000	OLYMPUS IBERIA, S.A.U.		CIP: 100137385329-REF: N5998530	MANGO ERGONÓMICO. LA FUERZA DE AGARRE DE LAS PALAS DE LA PINZA ES MUY ADECUADA PARA LA TOMA DE LA MUESTRA. NO DISPONE DE MARCAS EN LA VAINA QUE AYUDEN A AGILIZAR EL PROCEDIMIENTO DE INSERCIÓN Y RETIRADA. CATÉTER FLEXIBLE QUE FACILITA LA TOMA DE BIOPSIA EN RETROVISIÓN. CABEZAL BASCULANTE 90 GRADOS, LO QUE FACILITA EN GRAN MEDIDA LA TOMA DE BIOPSIAS EN ACCESO LATERAL	20
	64	SU.PC.SANI.01.13.40.510000		PINZA DE BIOPSIA ESTANDAR DIGESTIVO	PINZA DE GRAN CAPACIDAD CON PUNTA TIPO COCODRILO CON AGUJA COMPATIBLE CON CANAL DE TRABAJO DE 2,8 mm Y LONGITUD COMPATIBLE CON ENTEROSCOPIO	160	21,00%	10,000000	12,100000	PALEX MEDICAL S.A.		CIP: 100137878803-REF:FE-D2823BZC	NO PESENTA MUESTRA, LUEGO NO SE PUEDE VALORAR	-

Agr	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS	Unidades licitar 2 años	%iva	Precio licitacion s/iva	Precio unitario con IVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
	64	SU.PC.SANI.01.13.40.510000		PINZA DE BIOPSIA ESTANDAR DIGESTIVO	PINZA DE GRAN CAPACIDAD CON PUNTA TIPO COCODRILO CON AGUJA COMPATIBLE CON CANAL DE TRABAJO DE 2,8 mm Y LONGITUD COMPATIBLE CON ENTEROSCOPIO	160	21,00%	10,000000	12,100000	SISTEMAS TÉCNICOS ENDOSCÓPICOS, S.A		CIP: 100098155265-REF:NBF13-111-23230	MANGO ERGONÓMICO. LA FUERZA DE AGARRE DE LAS PALAS DE LA PINZA ES ACEPTABLE PARA LA TOMA DE LA MUESTRA, PERO MENOR QUE LA OFERTADA POR BOSTON. DOS ZONAS MARCADAS EN LA VAINA, UNA DE ELLAS PARA INDICAR DURANTE LA INTRODUCCIÓN LA SALIDA DE LA PINZA SEGÚN LONGITUD DEL COLONOSCOPIO, PERO NO LA DEL GASTROSCOPIO, Y LA SEGUNDA MARCA ES PARA INDICAR EN RETIRADA QUE ESTÁ PRÓXIMA LA SALIDA DE LA PUNTA DE LA AGUJA, LO QUE AGILIZA EL PROCEDIMIENTO DE INSERCIÓN Y RETIRADA PARA COLONOSCOPIA, PERO EN MENOR MEDIDA EN CUANTO A LA INSERCIÓN PARA GASTROSCOPIA . CATÉTER FLEXIBLE QUE FACILITA LA TOMA DE BIOPSIA EN RETROVISIÓN. CABEZAL NO BASCULANTE, QUE DIFICULTA LA TOMA DE BIOPSIAS EN ACCESO LATERAL	10
	65	SU.PC.SANI.01.13.42.000001		FUNDA PROTECTORA ECOENDOSCOPIO	BALÓN PARA OPTIMIZACIÓN DE IMAGEN ECOGRÁFICA. COMPATIBLE CON ECOBRONCOSCOPIO MARCA PENTAX	400	21,00%	28,000000	33,880000	**SIN OFERTAS**				
	66	SU.PC.SANI.01.13.42.000001		FUNDA PROTECTORA ECOENDOSCOPIO	COMPATIBLE CON ECOENDOSCOPIO RADIAL OLYMPUS	680	21,00%	22,273832	26,951337	OLYMPUS IBERIA, S.A.U.		CIP: 100013500174 - REF: N5361530	LA OFERTA ES MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADA	30
	67	SU.PC.SANI.01.13.99.001000		ABREBOCA	TAMAÑO ADULTO, CON CORREA, SIN LÁTEX	7200	21,00%	1,780000	2,153800	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	OB	CIP-100119212869-REF. BLOX SBT-114-100	TAMAÑO ADECUADO, CORREA RESISTENTE Y DE MATERIAL DE GOMA ELÁSTICA NO FÁCILMENTE LAVABLE SI SE MANCHA DURANTE LA EXPLORACIÓN. DISPONE DE RETENEDOR DENTAL QUE POR SU DISEÑO CON RESALTE DE MAYOR TAMAÑO QUE LA OFERTA DE OLYMPUS, PUEDE DIFICULTAR LA INSERCIÓN EN PACIENTE DE POCA APERTURA BUCAL, Y QUE EVITA QUE SE PUEDA SALIR DE LA BOCA DURANTE LA EXPLORACIÓN, MINIMIZANDO CON ELLO EL RIESGO DE MORDEDURA DEL ENDOSCOPIO. ADECUADO CALIBRE DE LA APERTURA PARA LA INSERCIÓN DE LOS DISTINTOS INSTRUMENTOS	10
	67	SU.PC.SANI.01.13.99.001000		ABREBOCA	TAMAÑO ADULTO, CON CORREA, SIN LÁTEX	7200	21,00%	1,780000	2,153800	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	V1	CIP-100119212960-REF. BLOX SBT-321-100	TAMAÑO ADECUADO, CORREA RESISTENTE Y DE MATERIAL DE GOMA ELÁSTICA NO FÁCILMENTE LAVABLE SI SE MANCHA DURANTE LA EXPLORACIÓN. NO DISPONE DE RETENEDOR DENTAL QUE EVITE QUE SE PUEDA SALIR DE LA BOCA DURANTE LA EXPLORACIÓN, LO QUE SUPONE MAYOR RIESGO DE MORDEDURA DEL ENDOSCOPIO. ADECUADO CALIBRE DE LA APERTURA PARA LA INSERCIÓN DE LOS DISTINTOS INSTRUMENTOS	5
	67	SU.PC.SANI.01.13.99.001000		ABREBOCA	TAMAÑO ADULTO, CON CORREA, SIN LÁTEX	7200	21,00%	1,780000	2,153800	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	OB	CIP-100097873812-REF. MTMED102 / MED102	TAMAÑO ADECUADO, CORREA RESISTENTE Y DE MATERIAL FÁCILMENTE LAVABLE SI SE MANCHA DURANTE LA EXPLORACIÓN. NO DISPONE DE RETENEDOR DENTAL PARA EVITAR QUE SE PUEDA SALIR DE LA BOCA DURANTE LA EXPLORACIÓN, LO QUE SUPONE MAYOR RIESGO DE MORDEDURA DEL ENDOSCOPIO. ADECUADO CALIBRE DE LA APERTURA PARA LA INSERCIÓN DE LOS DISTINTOS INSTRUMENTOS	10
	67	SU.PC.SANI.01.13.99.001000		ABREBOCA	TAMAÑO ADULTO, CON CORREA, SIN LÁTEX	7200	21,00%	1,780000	2,153800	IZASA HOSPITAL, S.L.U.	OB	CIP-100103974647-REF. 144NLS/BBA	NO PRESENTA MUESTRA, POR LO QUE NO SE PUEDE VALORAR	-
	67	SU.PC.SANI.01.13.99.001000		ABREBOCA	TAMAÑO ADULTO, CON CORREA, SIN LÁTEX	7200	21,00%	1,780000	2,153800	LABORATORIOS BOHM, S.A.	OB	CIP-100022259946-REF. BLUEBLOC 3059453	TAMAÑO ADECUADO, CORREA RESISTENTE Y DE MATERIAL FÁCILMENTE LAVABLE SI SE MANCHA DURANTE LA EXPLORACIÓN. NO DISPONE DE RETENEDOR DENTAL PARA EVITAR QUE SE PUEDA SALIR DE LA BOCA DURANTE LA EXPLORACIÓN, LO QUE SUPONE MAYOR RIESGO DE MORDEDURA DEL ENDOSCOPIO. APERTURA PARA INSERCIÓN DEL ENDOSCOPIO DE PEQUEÑO CALIBRE, QUE PERMITE EL PASO CON DIFICULTAD DEL DUODENOSCOPIO PARA LA CPRE, Y NO PERMITE EL PASO DEL SOBRETUBO DEL ENTEROSCOPIO, CON LO CUAL NO CUBRE TODAS LOS PROCEDIMIENTOS HABITUALES EN NUESTRA PRÁCTICA CLÍNICA	5

Agr	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS	Unidades licitar 2 años	%iva	Precio licitacion s/iva	Precio unitario con IVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
	67	SU.PC.SANI.01.13.99.001000		ABREBOCA	TAMAÑO ADULTO, CON CORREA, SIN LÁTEX	7200	21,00%	1,780000	2,153800	MEDICINA TÉCNICA WERKSTATTE IBÉRICA, S.L.		CIP: 100085650454 - REF: '1001773	TAMAÑO ADECUADO, CORREA RESISTENTE Y DE MATERIAL DE GOMA ELÁSTICA NO FÁCILMENTE LAVABLE SI SE MANCHA DURANTE LA EXPLORACIÓN. DISPONE DE RETENEDOR DENTAL QUE POR SU DISEÑO CON RESALTE DE MAYOR TAMAÑO QUE LA OFERTA DE OLYMPUS, PUEDE DIFICULTAR LA INSERCIÓN EN PACIENTE DE POCA APERTURA BUCAL, Y QUE EVITA QUE SE PUEDA SALIR DE LA BOCA DURANTE LA EXPLORACIÓN, MINIMIZANDO CON ELLO EL RIESGO DE MORDEDURA DEL ENDOSCOPIO. ADECUADO CALIBRE DE LA APERTURA PARA LA INSERCIÓN DE LOS DISTINTOS INSTRUMENTOS	10
	67	SU.PC.SANI.01.13.99.001000		ABREBOCA	TAMAÑO ADULTO, CON CORREA, SIN LÁTEX	7200	21,00%	1,780000	2,153800	MEDICINA TÉCNICA WERKSTATTE IBÉRICA, S.L.		CIP: 100111664321 - REF: 1001776	TAMAÑO ADECUADO, CORREA RESISTENTE Y DE MATERIAL DE GOMA ELÁSTICA NO FÁCILMENTE LAVABLE SI SE MANCHA DURANTE LA EXPLORACIÓN. NO DISPONE DE RETENEDOR DENTAL QUE EVITE QUE SE PUEDA SALIR DE LA BOCA DURANTE LA EXPLORACIÓN, LO QUE SUPONE MAYOR RIESGO DE MORDEDURA DEL ENDOSCOPIO. ADECUADO CALIBRE DE LA APERTURA PARA LA INSERCIÓN DE LOS DISTINTOS INSTRUMENTOS	5
	67	SU.PC.SANI.01.13.99.001000		ABREBOCA	TAMAÑO ADULTO, CON CORREA, SIN LÁTEX	7200	21,00%	1,780000	2,153800	OLYMPUS IBERIA, S.A.U.		CIP: 100032063078 - REF: K10020960	TAMAÑO ADECUADO, CORREA RESISTENTE Y DE MATERIAL FÁCILMENTE LAVABLE SI SE MANCHA DURANTE LA EXPLORACIÓN. DISPONE DE RETENEDOR DENTAL QUE NO DIFICULTA LA INSERCIÓN EN PACIENTE DE POCA APERTURA BUCAL, Y QUE EVITA QUE SE PUEDA SALIR DE LA BOCA DURANTE LA EXPLORACIÓN, MINIMIZANDO CON ELLO EL RIESGO DE MORDEDURA DEL ENDOSCOPIO. ADECUADO CALIBRE DE LA APERTURA PARA LA INSERCIÓN DE LOS DISTINTOS INSTRUMENTOS	30
	67	SU.PC.SANI.01.13.99.001000		ABREBOCA	TAMAÑO ADULTO, CON CORREA, SIN LÁTEX	7200	21,00%	1,780000	2,153800	PALEX MEDICAL S.A.		CIP: 100133413116 - REF: SDPC0209	TAMAÑO ADECUADO, CORREA RESISTENTE Y DE MATERIAL DE GOMA ELÁSTICA NO FÁCILMENTE LAVABLE SI SE MANCHA DURANTE LA EXPLORACIÓN. DISPONE DE RETENEDOR DENTAL QUE POR SU DISEÑO CON RESALTE DE MAYOR TAMAÑO QUE LA OFERTA DE OLYMPUS, PUEDE DIFICULTAR LA INSERCIÓN EN PACIENTE DE POCA APERTURA BUCAL, Y QUE EVITA QUE SE PUEDA SALIR DE LA BOCA DURANTE LA EXPLORACIÓN, MINIMIZANDO CON ELLO EL RIESGO DE MORDEDURA DEL ENDOSCOPIO. ADECUADO CALIBRE DE LA APERTURA PARA LA INSERCIÓN DE LOS DISTINTOS INSTRUMENTOS	10
	67	SU.PC.SANI.01.13.99.001000		ABREBOCA	TAMAÑO ADULTO, CON CORREA, SIN LÁTEX	7200	21,00%	1,780000	2,153800	SISTEMAS TÉCNICOS ENDOSCÓPICOS, S.A		CIP: 100028316423 - REF: 712801	TAMAÑO ADECUADO, CORREA RESISTENTE Y DE MATERIAL FÁCILMENTE LAVABLE SI SE MANCHA DURANTE LA EXPLORACIÓN. DISPONE DE RETENEDOR DENTAL QUE POR SU DISEÑO CON RESALTE DE MAYOR TAMAÑO QUE LA OFERTA DE OLYMPUS, PUEDE DIFICULTAR LA INSERCIÓN EN PACIENTE DE POCA APERTURA BUCAL, Y QUE EVITA QUE SE PUEDA SALIR DE LA BOCA DURANTE LA EXPLORACIÓN, MINIMIZANDO CON ELLO EL RIESGO DE MORDEDURA DEL ENDOSCOPIO. APERTURA PARA INSERCIÓN DEL ENDOSCOPIO DE PEQUEÑO CALIBRE, QUE PERMITE EL PASO CON DIFICULTAD DEL DUODENOSCOPIO PARA REALIZAR CPRE, Y NO PERMITE EL PASO DEL SOBRETUBO DEL ENTEROSCOPIO, CON LO CUAL NO CUBRE TODAS LOS PROCEDIMIENTOS HABITUALES EN NUESTRA PRÁCTICA CLÍNICA	5
	68	SU.PC.SANI.01.13.99.012000		ADAPTADOR P/ CANAL DE TRABAJO	ADAPTADOR DEL ENDOSCOPIO EN FORMA DE DISCO CON BRAZOS, QUE PERMITE ABRIR LA LUZ Y ESTIRAR LOS PLIEGUES DEL COLON, PARA MEJORAR LA TASA DE DETECCIÓN DE PÓLIPOS. COMPATIBLE CON COLONOSCOPIOS MARCA OLYMPUS	1600	21,00%	26,399793	31,943750	OLYMPUS IBERIA, S.A.U.		CIP: 100127682814 - REF: E0420500	LA OFERTA ES MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADA	30

Córdoba, 22 de julio de 2020

EL JEFE DE SECCIÓN DE ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS

EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE BRONCOSCOPIAS