PLS: CÓRDOBA
OBJETO DEL CONTRATO: Sum.Prótesis de Cadera c/Cesión de uso (04.06)
Nº de EXPEDIENTE: 123/2020 (PAAM 11/20)

Agr	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS	Precio licitacion s/iva	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
	AGRUPACION 1 PRÓTESIS DE CADERA PARCIAL CEMENTADA BIPOLAR/MONOPOLAR										
1	1	SU.PC.SANI.04.06.05.000003		VASTAGO CEMENTADO/ ALEACION METALICA-		239,85	EXACTECH IBÉRICA SLU	0	CIP-100128113171-REF110-065-CORON OHST	No presenta collar de apoyo metafisiario. Menor número de tallas en cabeza bipolar y cabeza unipolar. Vátago con perfil ranurado que dificulta la extracción en su caso.	10
1	2	SU.PC.SANI.04.06.00.300001		PROTESIS PARCIAL MODULAR: CABEZA METALICA	MONOPOLAR CON CONO COMPATIBLE CON EL VÁSTAGO	219,26	EXACTECH IBÉRICA SLU	0	CIP-100018670388-REF-102-20-42 NOVATION		
1	3	SU.PC.SANI.04.06.01.000003		CUPULA BIPOLAR-		119,93	EXACTECH IBÉRICA SLU	0	CIP-100130085796-REF150-038-CORON OHST		
1	4	SU.PC.SANI.04.06.01.000005		INSERTO PARA CUPULA BIPOLAR	SI LA CÚPULA BIPOLAR LLEVA EL INSERTO NO HABRÁ QUE OFERTAR A ESTE LOTE	79,95	EXACTECH IBÉRICA SLU	0	NO PRECISA		
1	5	SU.PC.SANI.04.06.05.800001		OTROS COMPONENTES	ADAPTADOR para implantes que no tienen varias posiciones de OFF-SET. Si la prótesis ofertada tiene varias posiciones de OFF-SET no habrá que ofertar a este lote.	420,563636	EXACTECH IBÉRICA SLU	0	CIP-100018676742-REF-102-60-97 NOVATION		
1	1	SU.PC.SANI.04.06.05.000003		VASTAGO CEMENTADO/ ALEACION METALICA-		239,85	LIMA IMPLANTES, S.L.U.	0	CIP:100095556313-REF 4110.07.210	Menor número de tallas. Centralizador con menor adaptabilidad a la diáfisis femoral	10
1	2	SU.PC.SANI.04.06.00.300001		PROTESIS PARCIAL MODULAR: CABEZA METALICA	MONOPOLAR CON CONO COMPATIBLE CON EL VÁSTAGO	219,26	LIMA IMPLANTES, S.L.U.	0	CIP:100092639459-REF 5061.05.410		
1	3	SU.PC.SANI.04.06.01.000003		CUPULA BIPOLAR-		119,93	LIMA IMPLANTES, S.L.U.	0	CIP:100092542975-REF 5527.05.410		
1	4	SU.PC.SANI.04.06.01.000005		INSERTO PARA CUPULA BIPOLAR	SI LA CÚPULA BIPOLAR LLEVA EL INSERTO NO HABRÁ QUE OFERTAR A ESTE LOTE	79,95	LIMA IMPLANTES, S.L.U.	0	Si la Cúpula bipolar lleva el inserto no habrá que ofertar a este lote		
1	5	SU.PC.SANI.04.06.05.800001		OTROS COMPONENTES	ADAPTADOR para implantes que no tienen varias posiciones de OFF-SET. Si la prótesis ofertada tiene varias posiciones de OFF-SET no habrá que ofertar a este lote.	420,563636	LIMA IMPLANTES, S.L.U.	0	Si la prótesis ofertada tiene varias posiciones de OFF-SET no habrá que ofertar a este lote.		
1	1	SU.PC.SANI.04.06.05.000003		VASTAGO CEMENTADO/ ALEACION METALICA-		239,85	SMITH & NEPHEW, S.A.U.	0	CIP-100011752410-REF.71312360		
1	1	SU.PC.SANI.04.06.05.000003		VASTAGO CEMENTADO/ ALEACION METALICA-		239,85	SMITH & NEPHEW, S.A.U.	1	CIP-100139304616-REF.71312370		
1	2	SU.PC.SANI.04.06.00.300001		PROTESIS PARCIAL MODULAR: CABEZA METALICA	MONOPOLAR CON CONO COMPATIBLE CON EL VÁSTAGO	219,26	SMITH & NEPHEW, S.A.U.	0	CIP-100017006582-REF.126661		
1	3	SU.PC.SANI.04.06.01.000003		CUPULA BIPOLAR-		119,93	SMITH & NEPHEW, S.A.U.	0	CIP-100016892025-REF.71324038		
1	4	SU.PC.SANI.04.06.01.000005		INSERTO PARA CUPULA BIPOLAR	SI LA CÚPULA BIPOLAR LLEVA EL INSERTO NO HABRÁ QUE OFERTAR A ESTE LOTE	79,95	SMITH & NEPHEW, S.A.U.		Si la Cúpula bipolar lleva el inserto no habrá que ofertar a este lote		

Agr	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS	Precio licitacion s/iva	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
1	5	SU.PC.SANI.04.06.05.800001		OTROS COMPONENTES	ADAPTADOR para implantes que no tienen varias posiciones de OFF-SET. Si la prótesis ofertada tiene varias posiciones de OFF-SET no habrá que ofertar a este lote.	420,563636	SMITH & NEPHEW, S.A.U.	0	CIP-100017006986-REF.126612		
1	5	SU.PC.SANI.04.06.05.800001		OTROS COMPONENTES	ADAPTADOR para implantes que no tienen varias posiciones de OFF-SET. Si la prótesis ofertada tiene varias posiciones de OFF-SET no habrá que ofertar a este lote.	420,563636	SMITH & NEPHEW, S.A.U.	1	CIP-100016970811-REF.71326612	Menor número de tallas de cúpula bipolar. Femur sin apoyo en calcar.	10
1	1	SU.PC.SANI.04.06.05.000003		VASTAGO CEMENTADO/ ALEACION METALICA-		239,85	ZIMMER BIOMET SPAIN, S.L.U.	0	CIP-100019563500-REF.00-7857-017-00		
1	2	SU.PC.SANI.04.06.00.300001		PROTESIS PARCIAL MODULAR: CABEZA METALICA	MONOPOLAR CON CONO COMPATIBLE CON EL VÁSTAGO	219,26	ZIMMER BIOMET SPAIN, S.L.U.	0	CIP-100010603313-REF.00-07818-038-00		
1	3	SU.PC.SANI.04.06.01.000003		CUPULA BIPOLAR-		119,93	ZIMMER BIOMET SPAIN, S.L.U.	0	CIP-100009613404-REF.00-5001-050-00		
1	4	SU.PC.SANI.04.06.01.000005		INSERTO PARA CUPULA BIPOLAR	SI LA CÚPULA BIPOLAR LLEVA EL INSERTO NO HABRÁ QUE OFERTAR A ESTE LOTE	79,95	ZIMMER BIOMET SPAIN, S.L.U.	0	CIP-100010515223-REF.00-5001-038-22		
1	5	SU.PC.SANI.04.06.05.800001		OTROS COMPONENTES	ADAPTADOR para implantes que no tienen varias posiciones de OFF-SET. Si la prótesis ofertada tiene varias posiciones de OFF-SET no habrá que ofertar a este lote.	420,563636	ZIMMER BIOMET SPAIN, S.L.U.	0	CIP-100010605131-REF.00-7818-099-00	Presenta la posibilidad de collar o no metafisiario. Cabeza bipolar y unipolar con mayor rango de medidas. Dispone de centralizador que permite mejor adaptación a la diáfisis femoral.	30
	AGRUPACION 2 PRÓTESIS DE CADERA TOTAL CEMENTADA/HÍBRIDA CON RECUBRIMIENTO METAFISARIO										
2	6	SU.PC.SANI.04.06.05.000002		VASTAGO CEMENTADO/ ACERO	VÁSTAGO EN ACERO, LISO, PULIDO SIN APOYO EN CALCAR	239,85	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	0	CIP-100018571782-REF-L96408 DEPUY JOINTS		
2	7	SU.PC.SANI.04.06.01.100005		COTILO CEMENTADO DE POLIETILENO		107,93	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	0	CIP-100031567562-REF-965512238 DEPUY JOINTS		
2	8	SU.PC.SANI.04.06.01.100006		COTILO NO CEMENTADO RECUBRIMIENTO METALICO	CON Y SIN FIJACIÓN CON TORNILOS	319,8	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	0	CIP-100009005867-REF-121720038 DEPUY JOINTS		
2	9	SU.PC.SANI.04.06.02.200002		INSERTO DE POLIETILENO-	ANTILUXANTE SI / NO	99,94	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	0	CIP-100007695026-REF-121922038 DEPUY JOINTS		
2	10	SU.PC.SANI.04.06.03.100001		CABEZA ALEACION METALICA	VARIOS DIAMETROS	103,94	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	0	CIP-100033642229-REF-136529000 DEPUY JOINTS		
2	11	SU.PC.SANI.04.06.03.200002		CABEZA CERAMICA-	VARIOS DIAMETROS	189,08	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	0	CIP-100007807562-REF-136528310 DEPUY JOINTS		
2	12	SU.PC.SANI.04.06.05		VASTAGO NO CEMENTADO RECUBIERTO MATERIAL CERÁMICO	VÁSTAGO CON RECUBRIMIENTO POROSO SOLO METAFISIARIO Y SIN APOYO EN CALCAR	599,63	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	0	CIP-100007682297-REF-3L92507 DEPUY JOINTS	Vastago Corail no cumple prescripciones solicitadas por que el vastago es con recubrimiento metafisiario/diafisiario y se solicita solo metafisiario.	0
2	6	SU.PC.SANI.04.06.05.000002		VASTAGO CEMENTADO/ ACERO	VÁSTAGO EN ACERO, LISO, PULIDO SIN APOYO EN CALCAR	239,85	LIMA IMPLANTES, S.L.U.	0	CIP: 100095556313-REF 4110.07.210		
2	7	SU.PC.SANI.04.06.01.100005		COTILO CEMENTADO DE POLIETILENO		107,93	LIMA IMPLANTES, S.L.U.	0	CIP: 100095542473-REF 5615.50.010		

Agr	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS	Precio licitacion s/iva	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
2	8	SU.PC.SANI.04.06.01.100006		COTILO NO CEMENTADO RECUBRIMIENTO METALICO	CON Y SIN FIJACIÓN CON TORNILOS	319,8	LIMA IMPLANTES, S.L.U.	0	CIP: 100095560657-REF 5551.25.440	Centralizador con menor adaptabilidad a la diáfisis femoral. Presenta solo dos opciones de offset. Diseño no es en doble cono que resta estabilidad.	10
2	9	SU.PC.SANI.04.06.02.200002		INSERTO DE POLIETILENO-	ANTILUXANTE SI / NO	99,94	LIMA IMPLANTES, S.L.U.	0	CIP: 100099640467-REF 5885.51.055		
2	10	SU.PC.SANI.04.06.03.100001		CABEZA ALEACION METALICA	VARIOS DIAMETROS	103,94	LIMA IMPLANTES, S.L.U.	0	CIP: 100092554895-REF 5010.05.281		
2	11	SU.PC.SANI.04.06.03.200002		CABEZA CERAMICA-	VARIOS DIAMETROS	189,08	LIMA IMPLANTES, S.L.U.	0	CIP: 100092555906-REF 5010.42.281		
2	12	SU.PC.SANI.04.06.05		VASTAGO NO CEMENTADO RECUBIERTO MATERIAL CERÁMICO	VÁSTAGO CON RECUBRIMIENTO POROSO SOLO METAFISIARIO Y SIN APOYO EN CALCAR	599,63	LIMA IMPLANTES, S.L.U.	0	CIP: 100092658643 REF:4250.20.080		
2	6	SU.PC.SANI.04.06.05.000002		VASTAGO CEMENTADO/ ACERO	VÁSTAGO EN ACERO, LISO, PULIDO SIN APOYO EN CALCAR	239,85	SMITH & NEPHEW, S.A.U.	0	CIP-100013003851-REF.75002111	No presenta simetria en doble cuña (geometria cónica). Diseño sin collarín que mantiene las compresiones radiales en la unión con el cemento. Presenta solo dos opciones de offset. Collar de cono 12/14 con diseño de mayor diámetro.	10
2	6	SU.PC.SANI.04.06.05.000003		VASTAGO CEMENTADO/ ACERO	VÁSTAGO EN ACERO, LISO, PULIDO SIN APOYO EN CALCAR	239,85	SMITH & NEPHEW, S.A.U.	1	CIP-100013004760-REF.75002120		
2	7	SU.PC.SANI.04.06.01.100005		COTILO CEMENTADO DE POLIETILENO		107,93	SMITH & NEPHEW, S.A.U.	0	CIP-100010958297-REF.71358001		
2	8	SU.PC.SANI.04.06.01.100006		COTILO NO CEMENTADO RECUBRIMIENTO METALICO	CON Y SIN FIJACIÓN CON TORNILOS	319,8	SMITH & NEPHEW, S.A.U.	0	CIP-100016894641-REF.71331840		
2	8	SU.PC.SANI.04.06.01.100006		COTILO NO CEMENTADO RECUBRIMIENTO METALICO	CON Y SIN FIJACIÓN CON TORNILOS	319,8	SMITH & NEPHEW, S.A.U.	1	CIP-100016896166-REF.71335540		
2	9	SU.PC.SANI.04.06.02.200002		INSERTO DE POLIETILENO-	ANTILUXANTE SI / NO	99,94	SMITH & NEPHEW, S.A.U.	0	CIP-100016899691-REF.71332752		
2	9	SU.PC.SANI.04.06.02.200002		INSERTO DE POLIETILENO-	ANTILUXANTE SI / NO	99,94	SMITH & NEPHEW, S.A.U.	1	CIP-100016902733-REF.71334940		
2	10	SU.PC.SANI.04.06.03.100001		CABEZA ALEACION METALICA	VARIOS DIAMETROS	103,94	SMITH & NEPHEW, S.A.U.	0	CIP-100009739971-REF.71302200		
2	10	SU.PC.SANI.04.06.03.100001		CABEZA ALEACION METALICA	VARIOS DIAMETROS	103,94	SMITH & NEPHEW, S.A.U.	1	CIP-100009740083-REF.71302204		
2	10	SU.PC.SANI.04.06.03.100001		CABEZA ALEACION METALICA	VARIOS DIAMETROS	103,94	SMITH & NEPHEW, S.A.U.	2	CIP-100009740386-REF.71302208		
2	10	SU.PC.SANI.04.06.03.100001		CABEZA ALEACION METALICA	VARIOS DIAMETROS	103,94	SMITH & NEPHEW, S.A.U.	3	CIP-100009740588-REF.71302212		
2	11	SU.PC.SANI.04.06.03.200002		CABEZA CERAMICA-	VARIOS DIAMETROS	189,08	SMITH & NEPHEW, S.A.U.	0	CIP-100083916842-REF.75007451		
2	11	SU.PC.SANI.04.06.03.200002		CABEZA CERAMICA-	VARIOS DIAMETROS	189,08	SMITH & NEPHEW, S.A.U.	1	CIP-100083916943-REF.75007452		
2	11	SU.PC.SANI.04.06.03.200002		CABEZA CERAMICA-	VARIOS DIAMETROS	189,08	SMITH & NEPHEW, S.A.U.	2	CIP-100016910118-REF.75007453		
2	12	SU.PC.SANI.04.06.05		VASTAGO NO CEMENTADO RECUBIERTO MATERIAL CERÁMICO	VÁSTAGO CON RECUBRIMIENTO POROSO SOLO METAFISIARIO Y SIN APOYO EN CALCAR	599,63	SMITH & NEPHEW, S.A.U.	0	CIP-100013028601-REF.71306109		
2	6	SU.PC.SANI.04.06.05.000002		VASTAGO CEMENTADO/ ACERO	VÁSTAGO EN ACERO, LISO, PULIDO SIN APOYO EN CALCAR	239,85	STRIKER IBERIA, S.L.	0	CIP-100011783029-REF.05801440		
2	7	SU.PC.SANI.04.06.01.100005		COTILO CEMENTADO DE POLIETILENO		107,93	STRIKER IBERIA, S.L.	0	CIP-100031585948-REF.6392240		
2	7	SU.PC.SANI.04.06.01.100005		COTILO CEMENTADO DE POLIETILENO		107,93	STRIKER IBERIA, S.L.	1	CIP-100030674249-REF.63092244		
2	7	SU.PC.SANI.04.06.01.100005		COTILO CEMENTADO DE POLIETILENO		107,93	STRIKER IBERIA, S.L.	2	CIP-100008452275-REF.05816648		
2	8	SU.PC.SANI.04.06.01.100006		COTILO NO CEMENTADO RECUBRIMIENTO METALICO	CON Y SIN FIJACIÓN CON TORNILOS	319,8	STRIKER IBERIA, S.L.	0	CIP-100011865855-REF.500-01-46C		

Agr	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS	Precio licitacion s/iva	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
2	9	SU.PC.SANI.04.06.02.200002		INSERTO DE POLIETILENO-	ANTILUXANTE SI / NO	99,94	STRIKER IBERIA, S.L.	0	CIP-100070910970-REF.641-00-28E	Diseño en doble cuña que convierte las fuerzas de cizallamiento en compresión radial. Diseño sin collarín que mantiene las comprensiones radiales en la unión con el cemento. Cinco variedades de offset, que aporta mayor versatilidad. Collar V40 con diseño de menor diametro que mejora la movilidad articular de la cadera.	30
2	9	SU.PC.SANI.04.06.02.200002		INSERTO DE POLIETILENO-	ANTILUXANTE SI / NO	99,94	STRIKER IBERIA, S.L.	1	CIP-100044952463-REF.623-00-28A		
2	9	SU.PC.SANI.04.06.02.200002		INSERTO DE POLIETILENO-	ANTILUXANTE SI / NO	99,94	STRIKER IBERIA, S.L.	2	CIP-100018534011-REF.621-10-28H		
2	10	SU.PC.SANI.04.06.03.100001		CABEZA ALEACION METALICA	VARIOS DIAMETROS	103,94	STRIKER IBERIA, S.L.	0	CIP-100008461660-REF.6260-4-122		
2	10	SU.PC.SANI.04.06.03.100001		CABEZA ALEACION METALICA	VARIOS DIAMETROS	103,94	STRIKER IBERIA, S.L.	1	CIP-100008461963-REF.6260-5-028		
2	10	SU.PC.SANI.04.06.03.100001		CABEZA ALEACION METALICA	VARIOS DIAMETROS	103,94	STRIKER IBERIA, S.L.	2	100008463387-REF.6260-5-526		
2	11	SU.PC.SANI.04.06.03.200002		CABEZA CERAMICA-	VARIOS DIAMETROS	189,08	STRIKER IBERIA, S.L.	0	CIP-100008464195-REF.6565-0-028		
2	12	SU.PC.SANI.04.06.05		VASTAGO NO CEMENTADO RECUBIERTO MATERIAL CERÁMICO	VÁSTAGO CON RECUBRIMIENTO POROSO SOLO METAFISIARIO Y SIN APOYO EN CALCAR	599,63	STRIKER IBERIA, S.L.	0	CIP-100069407786-REF.6721-0027		
2	6	SU.PC.SANI.04.06.05.000002		VASTAGO CEMENTADO/ ACERO	VÁSTAGO EN ACERO, LISO, PULIDO SIN APOYO EN CALCAR	239,85	ZIMMER BIOMET SPAIN, S.L.U.	0	CIP-100091109900-REEF.01.06010.201	No presenta simetria en doble cuña (geometria autobloqueante MULLER). Diseño sin collarín que mantiene las compresiones radiales en la unión con el cemento. Presenta solo dos opciones de offset. Collar de cono 12/14 con diseño de mayor diámetro.	10
2	7	SU.PC.SANI.04.06.01.100005		COTILO CEMENTADO DE POLIETILENO		107,93	ZIMMER BIOMET SPAIN, S.L.U.	0	CIP-100019566530-REF.00-8005-640-22		
2	8	SU.PC.SANI.04.06.01.100006		COTILO NO CEMENTADO RECUBRIMIENTO METALICO	CON Y SIN FIJACIÓN CON TORNILOS	319,8	ZIMMER BIOMET SPAIN, S.L.U.	0	CIP-100019797967-REF.00-8755-042-00		
2	9	SU.PC.SANI.04.06.02.200002		INSERTO DE POLIETILENO-	ANTILUXANTE SI / NO	99,94	ZIMMER BIOMET SPAIN, S.L.U.	0	CIP-100019798179-REF.00-8751-006-28		
2	10	SU.PC.SANI.04.06.03.100001		CABEZA ALEACION METALICA	VARIOS DIAMETROS	103,94	ZIMMER BIOMET SPAIN, S.L.U.	0	CIP-100010462389-REF.00-8018-022-02		
2	11	SU.PC.SANI.04.06.03.200002		CABEZA CERAMICA-	VARIOS DIAMETROS	189,08	ZIMMER BIOMET SPAIN, S.L.U.	0	CIP-100010464905-REF.00-8775-028-01		
2	12	SU.PC.SANI.04.06.05		VASTAGO NO CEMENTADO RECUBIERTO MATERIAL CERÁMICO	VÁSTAGO CON RECUBRIMIENTO POROSO SOLO METAFISIARIO Y SIN APOYO EN CALCAR	599,63	ZIMMER BIOMET SPAIN, S.L.U.	0	CIP-100070494261-REF.51-131040		
	AGRUPACION 3 PRÓTESIS DE CADERA TOTAL CEMENTADA / NO CEMENTADA CON RECUBRIMIENTO METAFISARIO / DIAFISARIO										
3	13	SU.PC.SANI.04.06.05.000002		VASTAGO CEMENTADO/ ACERO		239,85	EXACTECH IBÉRICA SLU	0	CIP-100128115797-REF-120-065-CORON OHST		
3	14	SU.PC.SANI.04.06.01.100005		COTILO CEMENTADO DE POLIETILENO		107,93	EXACTECH IBÉRICA SLU	0	CIP-100128120748-REF-1301-28-44-CORON OHST		
3	15	SU.PC.SANI.04.06.01.100006		COTILO NO CEMENTADO RECUBRIMIENTO METALICO	CON Y SIN FIJACIÓN CON TORNILOS	319,8	EXACTECH IBÉRICA SLU	0	CIP-100099971107-REF-01-034-05-4639 UNIVERSAL CUP		
3	16	SU.PC.SANI.04.06.02.200002		INSERTO DE POLIETILENO-	ANTILUXANTE SI / NO	99,94	EXACTECH IBÉRICA SLU	0	CIP-100099981805-REF-01-033-02-3932 UNIVERSAL CUP		
3	17	SU.PC.SANI.04.06.02.200003		INSERTO DE CERAMICA		239,85	EXACTECH IBÉRICA SLU	0	CIP-100099971905-REF-01-033-03-3932 UNIVERSAL CUP		
3	18	SU.PC.SANI.04.06.03.100001		CABEZA ALEACION METALICA	VARIOS DIAMETROS	103,94	EXACTECH IBÉRICA SLU	0	CIP-100018671792-REF-142-22-00 NOVATION		
3	19	SU.PC.SANI.04.06.03.200002		CABEZA CERAMICA-	VARIOS DIAMETROS	189,08	EXACTECH IBÉRICA SLU	0	CIP-100099983320-REF-01-032-03-2893 UNIVERSAL CUP		

Agr	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS	Precio licitacion s/iva	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
3	20	SU.PC.SANI.04.06.01.800001		TORNILLO COTILOIDEO	COMPATIBLE CON COTILO NO CEMENTADO	19,99	EXACTECH IBÉRICA SLU	0	CIP-100099972117-REF-01-035-01-0620 UNIVERSAL CUP	Vástago con perfil ranurado que dificulta la extracción en su caso. Diseño no es en doble cono que resta estabilidad. Geometria cónica, no en doble cuña.	10
3	21	SU.PC.SANI.04.06.05		VASTAGO NO CEMENTADO RECUBIERTO MATERIAL METALICO O CERÁMICO	CON RECUBRIMIENTO METAFISARIO Y/O DIAFISARIO	599,63	EXACTECH IBÉRICA SLU	0	CIP-100018690683-REF-164-01-08 ELEMENT		
3	22	SU.PC.SANI.04.06.05.000003		VASTAGO CEMENTADO/ ALEACION METALICA-		239,85	EXACTECH IBÉRICA SLU	0	CIP-100128113171-REF-110-065 CORON OHST		
3	13	SU.PC.SANI.04.06.05.000002		VASTAGO CEMENTADO/ ACERO		239,85	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	0	CIP-100018571782-REF-L96408 DEPUY JOINTS	Vástago CORAIL con gran cantidad de opciones (coxa-vara, con y sin collar, y displasia). Arco de movimiento libre de 148 grados por cuello femoral rebajado.Recubrimiento completo de material cerámico en todo el vástago. Diseño de las estrias del vástago optimizado que permite el deslizamiento en la parte distal y autobloqueada la parte proximal, minimizando el stress-shielding.	30
3	14	SU.PC.SANI.04.06.01.100005		COTILO CEMENTADO DE POLIETILENO		107,93	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	0	CIP-100031567562-REF-965512238 DEPUY JOINTS		
3	15	SU.PC.SANI.04.06.01.100006		COTILO NO CEMENTADO RECUBRIMIENTO METALICO	CON Y SIN FIJACIÓN CON TORNILOS	319,8	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	0	CIP-100009005867-REF-121720038 DEPUY JOINTS		
3	16	SU.PC.SANI.04.06.02.200002		INSERTO DE POLIETILENO-	ANTILUXANTE SI / NO	99,94	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	0	CIP-100007695026-REF-121922038 DEPUY JOINTS		
3	17	SU.PC.SANI.04.06.02.200003		INSERTO DE CERAMICA		239,85	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	0	CIP-100012440369-REF-121883744 DEPUY JOINTS		
3	18	SU.PC.SANI.04.06.03.100001		CABEZA ALEACION METALICA	VARIOS DIAMETROS	103,94	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	0	CIP-100033642229-REF-136529000 DEPUY JOINTS		
3	19	SU.PC.SANI.04.06.03.200002		CABEZA CERAMICA-	VARIOS DIAMETROS	189,08	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	0	CIP-100007807562-REF-136528310 DEPUY JOINTS		
3	20	SU.PC.SANI.04.06.01.800001		TORNILLO COTILOIDEO	COMPATIBLE CON COTILO NO CEMENTADO	19,99	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	0	CIP-100010765147-REF-1217155000 DEPUY JOINTS		
3	21	SU.PC.SANI.04.06.05		VASTAGO NO CEMENTADO RECUBIERTO MATERIAL METALICO O CERÁMICO	CON RECUBRIMIENTO METAFISARIO Y/O DIAFISARIO	599,63	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	0	CIP-100031633731-REF-101204005 DEPUY JOINTS		
3	22	SU.PC.SANI.04.06.05.000003		VASTAGO CEMENTADO/ ALEACION METALICA-		239,85	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	0	CIP-100123365313-REF-157024095 DEPUY JOINTS		
3	13	SU.PC.SANI.04.06.05.000002		VASTAGO CEMENTADO/ ACERO		239,85	LIMA IMPLANTES, S.L.U.	0	CIP: 100095556313-REF 4110.07.210		
3	14	SU.PC.SANI.04.06.01.100005		COTILO CEMENTADO DE POLIETILENO		107,93	LIMA IMPLANTES, S.L.U.	0	CIP: 100095542473-REF 5615.50.010		
3	15	SU.PC.SANI.04.06.01.100006		COTILO NO CEMENTADO RECUBRIMIENTO METALICO	CON Y SIN FIJACIÓN CON TORNILOS	319,8	LIMA IMPLANTES, S.L.U.	0	CIP: 100095560657-REF 5551.25.440		
3	16	SU.PC.SANI.04.06.02.200002		INSERTO DE POLIETILENO-	ANTILUXANTE SI / NO	99,94	LIMA IMPLANTES, S.L.U.	0	CIP: 100099640467-REF 5885.51.055		
3	17	SU.PC.SANI.04.06.02.200003		INSERTO DE CERAMICA		239,85	LIMA IMPLANTES, S.L.U.	0	CIP: 100092654502-REF 5885.42.052		
3	18	SU.PC.SANI.04.06.03.100001		CABEZA ALEACION METALICA	VARIOS DIAMETROS	103,94	LIMA IMPLANTES, S.L.U.	0	CIP: 100092554895-REF 5010.05.281		
3	19	SU.PC.SANI.04.06.03.200002		CABEZA CERAMICA-	VARIOS DIAMETROS	189,08	LIMA IMPLANTES, S.L.U.	0	CIP: 100092555906-REF 5010.42.281		
3	20	SU.PC.SANI.04.06.01.800001		TORNILLO COTILOIDEO	COMPATIBLE CON COTILO NO CEMENTADO	19,99	LIMA IMPLANTES, S.L.U.	0	CIP: 100097921009-REF 8420.15.010		

Agr	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS	Precio licitacion s/iva	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
3	21	SU.PC.SANI.04.06.05		VASTAGO NO CEMENTADO RECUBIERTO MATERIAL METALICO O CERÁMICO	CON RECUBRIMIENTO METAFISARIO Y/O DIAFISARIO	599,63	LIMA IMPLANTES, S.L.U.	0	CIP: 100092658643-REF 4250.20.080	Centralizador con menor adaptabilidad a la diáfisis femoral. Presenta solo dos opciones de offset. Diseño no es en doble cono que resta estabilidad.	10
3	22	SU.PC.SANI.04.06.05.000003		VASTAGO CEMENTADO/ ALEACION METALICA-		239,85	LIMA IMPLANTES, S.L.U.	0	CIP: 100095556313-REF 4110.07.210		
3	13	SU.PC.SANI.04.06.05.000002		VASTAGO CEMENTADO/ ACERO		239,85	SMITH & NEPHEW, S.A.U.	0	CIP-100013003851-REF.75002111	No presenta simetria en doble cuña (geometria cónica). Diseño sin collarín que mantiene las compresiones radiales en la unión con el cemento. Presenta solo dos opciones de offset. Collar de cono 12/14 con diseño de mayor diámetro.	10
3	13	SU.PC.SANI.04.06.05.000002		VASTAGO CEMENTADO/ ACERO		239,85	SMITH & NEPHEW, S.A.U.	1	CIP-100013004861-REF.75002121		
3	14	SU.PC.SANI.04.06.01.100005		COTILO CEMENTADO DE POLIETILENO		107,93	SMITH & NEPHEW, S.A.U.	0	CIP-100010958297-REF.71358001		
3	15	SU.PC.SANI.04.06.01.100006		COTILO NO CEMENTADO RECUBRIMIENTO METALICO	CON Y SIN FIJACIÓN CON TORNILOS	319,8	SMITH & NEPHEW, S.A.U.	0	CIP-100016894641-REF.71331840		
3	15	SU.PC.SANI.04.06.01.100006		COTILO NO CEMENTADO RECUBRIMIENTO METALICO	CON Y SIN FIJACIÓN CON TORNILOS	319,8	SMITH & NEPHEW, S.A.U.	1	CIP-100016896166-REF.71335540		
3	16	SU.PC.SANI.04.06.02.200002		INSERTO DE POLIETILENO-	ANTILUXANTE SI / NO	99,94	SMITH & NEPHEW, S.A.U.	0	CIP-100016899691-REF.71332752		
3	16	SU.PC.SANI.04.06.02.200002		INSERTO DE POLIETILENO-	ANTILUXANTE SI / NO	99,94	SMITH & NEPHEW, S.A.U.	1	CIP-100016902733-REF.71334940		
3	17	SU.PC.SANI.04.06.02.200003		INSERTO DE CERAMICA		239,85	SMITH & NEPHEW, S.A.U.	0	CIP-100016907985-REF.71331748		
3	18	SU.PC.SANI.04.06.03.100001		CABEZA ALEACION METALICA	VARIOS DIAMETROS	103,94	SMITH & NEPHEW, S.A.U.	0	CIP-100009739971-REF 71302200		
3	19	SU.PC.SANI.04.06.03.200002		CABEZA CERAMICA-	VARIOS DIAMETROS	189,08	SMITH & NEPHEW, S.A.U.	0	CIP-100083916842-REF 75007451		
3	20	SU.PC.SANI.04.06.01.800001		TORNILLO COTILOIDEO	COMPATIBLE CON COTILO NO CEMENTADO	19,99	SMITH & NEPHEW, S.A.U.	0	CIP-100016918198-REF 71332515		
3	21	SU.PC.SANI.04.06.05		VASTAGO NO CEMENTADO RECUBIERTO MATERIAL METALICO O CERÁMICO	CON RECUBRIMIENTO METAFISARIO Y/O DIAFISARIO	599,63	SMITH & NEPHEW, S.A.U.	0	CIP-100031626164-REF 75100462		
3	22	SU.PC.SANI.04.06.05.000003		VASTAGO CEMENTADO/ ALEACION METALICA-		239,85	SMITH & NEPHEW, S.A.U.	0	CIP-100011752410-REF 71312360		
3	13	SU.PC.SANI.04.06.05.000002		VASTAGO CEMENTADO/ ACERO		239,85	ZIMMER BIOMET SPAIN, S.L.U.	0	CIP-100091109900-REF.01.06010.201	No presenta simetria en doble cuña (geometria autobloqueante MULLER). Diseño sin collarín que mantiene las compresiones radiales en la unión con el cemento. Presenta solo dos opciones de offset. Collar de cono 12/14 con diseño de mayor diámetro.	10
3	14	SU.PC.SANI.04.06.01.100005		COTILO CEMENTADO DE POLIETILENO		107,93	ZIMMER BIOMET SPAIN, S.L.U.	0	CIP-100019566530-REF.00-8005-640-22		
3	15	SU.PC.SANI.04.06.01.100006		COTILO NO CEMENTADO RECUBRIMIENTO METALICO	CON Y SIN FIJACIÓN CON TORNILOS	319,8	ZIMMER BIOMET SPAIN, S.L.U.	0	CIP-100019797967-REF.00-8755-042-00		
3	16	SU.PC.SANI.04.06.02.200002		INSERTO DE POLIETILENO-	ANTILUXANTE SI / NO	99,94	ZIMMER BIOMET SPAIN, S.L.U.	0	CIP-100019798179-REF.00-8751-006-28		
3	17	SU.PC.SANI.04.06.02.200003		INSERTO DE CERAMICA		239,85	ZIMMER BIOMET SPAIN, S.L.U.	0	CIP-100096583781-REF.110003625		
3	18	SU.PC.SANI.04.06.03.100001		CABEZA ALEACION METALICA	VARIOS DIAMETROS	103,94	ZIMMER BIOMET SPAIN, S.L.U.	0	CIP-100010462389-REF.00-8018-022-02		
3	19	SU.PC.SANI.04.06.03.200002		CABEZA CERAMICA-	VARIOS DIAMETROS	189,08	ZIMMER BIOMET SPAIN, S.L.U.	0	CIP-100010464905-REF.00-8775-028-01		
3	20	SU.PC.SANI.04.06.01.800001		TORNILLO COTILOIDEO	COMPATIBLE CON COTILO NO CEMENTADO	19,99	ZIMMER BIOMET SPAIN, S.L.U.	0	CIP-100096590752-REF.010000996		
3	21	SU.PC.SANI.04.06.05		VASTAGO NO CEMENTADO RECUBIERTO MATERIAL METALICO O CERÁMICO	CON RECUBRIMIENTO METAFISARIO Y/O DIAFISARIO	599,63	ZIMMER BIOMET SPAIN, S.L.U.	0	CIP-100070494261-REF.51-131040		
3	22	SU.PC.SANI.04.06.05.000003		VASTAGO CEMENTADO/ ALEACION METALICA-		239,85	ZIMMER BIOMET SPAIN, S.L.U.	0	CIP-100019563500-REF.00-7857-017-00		

Agr	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS	Precio licitacion s/iva	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
	AGRUPACION 4 PRÓTESIS DE CADERA TOTAL NO CEMENTADA/CEMENTADA CONOS 12/14										
4	23	SU.PC.SANI.04.06.01.100006		COTILO NO CEMENTADO RECUBRIMIENTO METALICO-	CON Y SIN FIJACIÓN CON TORNILLOS	319,96	EXACTECH IBÉRICA SLU	0	CIP-100099971107-REF-01-034-05-4639 UNIVERSAL CUP	Vástago con perfil ranurado que dificulta la extracción en su caso. Cotilo con mayor coeficiente de fricción. Ceja con acabado brusco. Inserto cerámico sin banda metalica de control radilogico	10
4	24	SU.PC.SANI.04.06.01.100005		COTILO CEMENTADO DE POLIETILENO		107,93	EXACTECH IBÉRICA SLU	0	CIP-100128120748-REF-1301-28-44 CRON OHST		
4	25	SU.PC.SANI.04.06.02.200002		INSERTO DE POLIETILENO	ANTILUXANTE SI / NO	99,99	EXACTECH IBÉRICA SLU	0	CIP-100099981805-REF-01-033-02-3932 UNIVERSAL CUP		
4	26	SU.PC.SANI.04.06.02.200003		INSERTO DE CERAMICA		239,97	EXACTECH IBÉRICA SLU	0	CIP-100099971905-REF-01-033-03-3932 UNIVERSAL CUP		
4	27	SU.PC.SANI.04.06.03.200002		CABEZA CERAMICA	VARIOS DIAMETROS	189,18	EXACTECH IBÉRICA SLU	0	CIP-100099983320-REF-01-032-03-2893 UNIVERSAL CUP		
4	28	SU.PC.SANI.04.06.03.100001		CABEZA ALEACION METALICA	VARIOS DIAMETROS	103,99	EXACTECH IBÉRICA SLU	0	CIP-100018671792-REF-142-22-00 NOVATION		
4	29	SU.PC.SANI.04.06.01.800001		TORNILLO COTILOIDEO-	COMPATIBLE CON COTILO NO CEMENTADO	35,99	EXACTECH IBÉRICA SLU	0	CIP-100099972117-REF-01-035-01-0620 UNIVERSAL CUP		
4	30	SU.PC.SANI.04.06.05		VASTAGO NO CEMENTADO RECUBIERTO MATERIAL METALICO O CERÁMICO	CONO 12/14. CON RECUBRIMIENTO METAFISARIO	599,93	EXACTECH IBÉRICA SLU	0	CIP-100018693916-REF-160-00-09 TAPERED		
4	31	SU.PC.SANI.04.06.05.000003		VASTAGO CEMENTADO/ ALEACION METALICA-	CONO 12/14	681,818182	EXACTECH IBÉRICA SLU	0	CIP-100128113171-REF-110-065 CORON OHST		
4	32	SU.PC.SANI.04.06.00.300001		PROTESIS PARCIAL MODULAR: CABEZA METALICA	MONOPOLAR CON CONO COMPATIBLE CON EL VÁSTAGO	219,26	EXACTECH IBÉRICA SLU	0	CIP-100018670388-REF-102-20-42 NOVATION		
4	23	SU.PC.SANI.04.06.01.100006		COTILO NO CEMENTADO RECUBRIMIENTO METALICO-	CON Y SIN FIJACIÓN CON TORNILLOS	319,96	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	0	CIP-100009005867-REF-121720038 DEPUY JOINTS		
4	24	SU.PC.SANI.04.06.01.100005		COTILO CEMENTADO DE POLIETILENO		107,93	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	0	CIP-100031567562-REF-965512238 DEPUY JOINTS		
4	25	SU.PC.SANI.04.06.02.200002		INSERTO DE POLIETILENO	ANTILUXANTE SI / NO	99,99	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	0	CIP-100007695026-REF-121922038 DEPUY JOINTS		
4	26	SU.PC.SANI.04.06.02.200003		INSERTO DE CERAMICA		239,97	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	0	CIP-100012440369-REF-121883744 DEPUY JOINTS		
4	27	SU.PC.SANI.04.06.03.200002		CABEZA CERAMICA	VARIOS DIAMETROS	189,18	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	0	CIP-100007807562-REF-136528310 DEPUY JOINTS		
4	28	SU.PC.SANI.04.06.03.100001		CABEZA ALEACION METALICA	VARIOS DIAMETROS	103,99	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	0	CIP-100033642229-REF-136529000 DEPUY JOINTS		
4	29	SU.PC.SANI.04.06.01.800001		TORNILLO COTILOIDEO-	COMPATIBLE CON COTILO NO CEMENTADO	35,99	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	0	CIP-100010765147-REF-121715500 DEPUY JOINTS		
4	30	SU.PC.SANI.04.06.05		VASTAGO NO CEMENTADO RECUBIERTO MATERIAL METALICO O CERÁMICO	CONO 12/14. CON RECUBRIMIENTO METAFISARIO	599,93	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	0	CIP-100031633731-REF-101204005 DEPUY JOINTS		

Agr	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS	Precio licitacion s/iva	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
4	31	SU.PC.SANI.04.06.05.000003		VASTAGO CEMENTADO/ ALEACION METALICA-	CONO 12/14	681,818182	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	0	CIP-100099011515-REF-157024088 DEPUY JOINTS	Vastago Corail no cumple prescripciones solicitadas por que el vastago es con recubrimiento metafisiario/diafisiario y se solicita solo metafisiario.	0
4	32	SU.PC.SANI.04.06.00.300001		PROTESIS PARCIAL MODULAR: CABEZA METALICA	MONOPOLAR CON CONO COMPATIBLE CON EL VÁSTAGO	219,26	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	0	CIP-100098853912-REF-136341000 DEPUY JOINTS		
4	23	SU.PC.SANI.04.06.01.100006		COTILO NO CEMENTADO RECUBRIMIENTO METALICO-	CON Y SIN FIJACIÓN CON TORNILLOS	319,96	LIMA IMPLANTES, S.L.U.	0	CIP:100095560657-REF:5551.25.440	Centralizador con menor adaptabilidad a la diáfisis femoral.Cotilo con mayor coeficiente de fricción. Ceja con acabado brusco. Inserto cerámico sin banda metalica de control radilogico	10
4	24	SU.PC.SANI.04.06.01.100005		COTILO CEMENTADO DE POLIETILENO		107,93	LIMA IMPLANTES, S.L.U.	0	CIP:100095542473-REF:5615.50.010		
4	25	SU.PC.SANI.04.06.02.200002		INSERTO DE POLIETILENO	ANTILUXANTE SI / NO	99,99	LIMA IMPLANTES, S.L.U.	0	CIP:100099640467-REF:5885.51.055		
4	26	SU.PC.SANI.04.06.02.200003		INSERTO DE CERAMICA		239,97	LIMA IMPLANTES, S.L.U.	0	CIP:100092654502-REF:5885.42.052		
4	27	SU.PC.SANI.04.06.03.200002		CABEZA CERAMICA	VARIOS DIAMETROS	189,18	LIMA IMPLANTES, S.L.U.	0	CIP:100092555906-REF:5010.42.281		
4	28	SU.PC.SANI.04.06.03.100001		CABEZA ALEACION METALICA	VARIOS DIAMETROS	103,99	LIMA IMPLANTES, S.L.U.	0	CIP:100092554895-REF:5010.05.281		
4	29	SU.PC.SANI.04.06.01.800001		TORNILLO COTILOIDEO-	COMPATIBLE CON COTILO NO CEMENTADO	35,99	LIMA IMPLANTES, S.L.U.	0	CIP:100097921009-REF:8420.15.010		
4	30	SU.PC.SANI.04.06.05		VASTAGO NO CEMENTADO RECUBIERTO MATERIAL METALICO O CERÁMICO	CONO 12/14. CON RECUBRIMIENTO METAFISARIO	599,93	LIMA IMPLANTES, S.L.U.	0	CIP:100092658643-REF:4250.20.080		
4	31	SU.PC.SANI.04.06.05.000003		VASTAGO CEMENTADO/ ALEACION METALICA-	CONO 12/14	681,818182	LIMA IMPLANTES, S.L.U.	0	CIP:100092658643-REF:4250.20.080		
4	32	SU.PC.SANI.04.06.00.300001		PROTESIS PARCIAL MODULAR: CABEZA METALICA	MONOPOLAR CON CONO COMPATIBLE CON EL VÁSTAGO	219,26	LIMA IMPLANTES, S.L.U.	0	CIP:100095670961-REF:4260.07.090		
4	23	SU.PC.SANI.04.06.01.100006		COTILO NO CEMENTADO RECUBRIMIENTO METALICO-	CON Y SIN FIJACIÓN CON TORNILLOS	319,96	SMITH & NEPHEW, S.A.U.	0	CIP-100016894641-REF71331840	Menor coeficiente de fricción en el cotilo. Mayor variedad de inserto de polietileno. Ceja del polietileno tiene acabado continuo. Inserto cerámico con banda metalica de control radilogico	30
4	24	SU.PC.SANI.04.06.01.100005		COTILO CEMENTADO DE POLIETILENO		107,93	SMITH & NEPHEW, S.A.U.	0	CIP-100010958297-REF-71358001		
4	25	SU.PC.SANI.04.06.02.200002		INSERTO DE POLIETILENO	ANTILUXANTE SI / NO	99,99	SMITH & NEPHEW, S.A.U.	0	CIP-100098688844-REF-71330766		
4	26	SU.PC.SANI.04.06.02.200003		INSERTO DE CERAMICA		239,97	SMITH & NEPHEW, S.A.U.	0	CIP-100016907985-REF-71331748		
4	27	SU.PC.SANI.04.06.03.200002		CABEZA CERAMICA	VARIOS DIAMETROS	189,18	SMITH & NEPHEW, S.A.U.	0	CIP-100083916842-REF-75007451		
4	28	SU.PC.SANI.04.06.03.100001		CABEZA ALEACION METALICA	VARIOS DIAMETROS	103,99	SMITH & NEPHEW, S.A.U.	0	CIP-100009739971-REF-71302200		
4	29	SU.PC.SANI.04.06.01.800001		TORNILLO COTILOIDEO-	COMPATIBLE CON COTILO NO CEMENTADO	35,99	SMITH & NEPHEW, S.A.U.	0	CIP-100016918198-REF-71332515		
4	30	SU.PC.SANI.04.06.05		VASTAGO NO CEMENTADO RECUBIERTO MATERIAL METALICO O CERÁMICO	CONO 12/14. CON RECUBRIMIENTO METAFISARIO	599,93	SMITH & NEPHEW, S.A.U.	0	CIP-100013028601-REF-71306109		
4	31	SU.PC.SANI.04.06.05.000003		VASTAGO CEMENTADO/ ALEACION METALICA-	CONO 12/14	681,818182	SMITH & NEPHEW, S.A.U.	0	CIP-100011752410-REF-71312360		
4	32	SU.PC.SANI.04.06.00.300001		PROTESIS PARCIAL MODULAR: CABEZA METALICA	MONOPOLAR CON CONO COMPATIBLE CON EL VÁSTAGO	219,26	SMITH & NEPHEW, S.A.U.	0	CIP-100099711181-REF-126640		
4	23	SU.PC.SANI.04.06.01.100006		COTILO NO CEMENTADO RECUBRIMIENTO METALICO-	CON Y SIN FIJACIÓN CON TORNILLOS	319,96	ZIMMER BIOMET SPAIN, S.L.U.	0	CIP-100019797967-REF.00-8755-042-00		
4	24	SU.PC.SANI.04.06.01.100005		COTILO CEMENTADO DE POLIETILENO		107,93	ZIMMER BIOMET SPAIN, S.L.U.	0	CIP-100019566530-REF.00-8005-640-22		
4	25	SU.PC.SANI.04.06.02.200002		INSERTO DE POLIETILENO	ANTILUXANTE SI / NO	99,99	ZIMMER BIOMET SPAIN, S.L.U.	0	CIP-100019798179-REF.00-8751-006-28		

Agr	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS	Precio licitacion s/iva	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
4	26	SU.PC.SANI.04.06.02.200003		INSERTO DE CERAMICA		239,97	ZIMMER BIOMET SPAIN, S.L.U.	0	CIP-100096583781-REF.110003625	Diseño sin collarín que mantiene las compresiones radiales en la unión con el cemento. Cotilo con mayor coeficiente de fricción. Menos variedad de insertos de polietileno. Ceja con acabado brusco. Inserto cerámico sin banda metalica de control radilogico	10
4	27	SU.PC.SANI.04.06.03.200002		CABEZA CERAMICA	VARIOS DIAMETROS	189,18	ZIMMER BIOMET SPAIN, S.L.U.	0	CIP-100010464905-REF.00-8775-028-01		
4	28	SU.PC.SANI.04.06.03.100001		CABEZA ALEACION METALICA	VARIOS DIAMETROS	103,99	ZIMMER BIOMET SPAIN, S.L.U.	0	CIP-100010462389-REF.00-8018-022-02		
4	29	SU.PC.SANI.04.06.01.800001		TORNILLO COTILOIDEO-	COMPATIBLE CON COTILO NO CEMENTADO	35,99	ZIMMER BIOMET SPAIN, S.L.U.	0	CIP-100096590752-REF.010000996		
4	30	SU.PC.SANI.04.06.05		VASTAGO NO CEMENTADO RECUBIERTO MATERIAL METALICO O CERÁMICO	CONO 12/14. CON RECUBRIMIENTO METAFISARIO	599,93	ZIMMER BIOMET SPAIN, S.L.U.	0	CIP-100070494261-REF.51-131040		
4	31	SU.PC.SANI.04.06.05.000003		VASTAGO CEMENTADO/ ALEACION METALICA-	CONO 12/14	681,818182	ZIMMER BIOMET SPAIN, S.L.U.	0	CIP-100019563500-REF.00-7857-017-00		
4	32	SU.PC.SANI.04.06.00.300001		PROTESIS PARCIAL MODULAR: CABEZA METALICA	MONOPOLAR CON CONO COMPATIBLE CON EL VÁSTAGO	219,26	ZIMMER BIOMET SPAIN, S.L.U.	0	CIP-100010603313-REF.00-7818-038-00		
	AGRUPACION 5 PRÓTESIS DE CADERA DOBLE MOVILIDAD										
5	33	SU.PC.SANI.04.06.01		Prótesis de Cadera: Componente acetabular COTILO NO CEMENTADO		360	EXACTECH IBÉRICA SLU	0	CIP-100095170911-REF-01-024-03-4400 EVIDENCE	Recubrimiento de titanio poroso e hidroxiapatita que mejora su fijación. Fijación triple con pestaña y dos tetones, ademas de fijación extra con posibilidad de colocar tornillos al ilion, lo que proporciona estabilidad temprana y mejor fijación.	30
5	34	SU.PC.SANI.04.06.01		Prótesis de Cadera: Componente acetabular COTILO CEMENTADO		607,2	EXACTECH IBÉRICA SLU	0	CIP-100095182033-REF-01-024-05-4500 EVIDENCE		
5	35	SU.PC.SANI.04.06.01.800001		TORNILLO COTILOIDEO		36	EXACTECH IBÉRICA SLU	0	CIP-100095213854-REF-01-025-04-0535 EVIDENCE		
5	36	SU.PC.SANI.04.06.05		VASTAGO NO CEMENTADO RECUBIERTO MATERIAL METALICO O CERÁMICO	CON RECUBRIMIENTO METAFISARIO	599,93	EXACTECH IBÉRICA SLU	0	CIP-100100641489-REF-188-00-01 WEDGE		
5	37	SU.PC.SANI.04.06.05.000003		VASTAGO CEMENTADO/ ALEACION METALICA-		240	EXACTECH IBÉRICA SLU	0	CIP-100128113171-REF-110-065 CORON OHST		
5	38	SU.PC.SANI.04.06.03.100001		CABEZA ALEACION METALICA	VARIOS DIAMETROS	104	EXACTECH IBÉRICA SLU	0	CIP-100018671792-REF-142-22-00 NOVATION		
5	39	SU.PC.SANI.04.06.02.200002		INSERTO DE POLIETILENO		100	EXACTECH IBÉRICA SLU	0	CIP-100095136977-REF-01-023-03-4422 EVIDENCE		
5	33	SU.PC.SANI.04.06.01		Prótesis de Cadera: Componente acetabular COTILO NO CEMENTADO		360	LIMA IMPLANTES, S.L.U.	0	CIP:100095560657-REF 5551.25.440	No aporta información sobre fijación extra al acetabulo.	10
5	34	SU.PC.SANI.04.06.01		Prótesis de Cadera: Componente acetabular COTILO CEMENTADO		607,2	LIMA IMPLANTES, S.L.U.	0	CIP:100099192331-REF 5885.09.040		
5	35	SU.PC.SANI.04.06.01.800001		TORNILLO COTILOIDEO		36	LIMA IMPLANTES, S.L.U.	0	CIP:100097921009-REF 8420.15.010		
5	36	SU.PC.SANI.04.06.05		VASTAGO NO CEMENTADO RECUBIERTO MATERIAL METALICO O CERÁMICO	CON RECUBRIMIENTO METAFISARIO	599,93	LIMA IMPLANTES, S.L.U.	0	CIP:100092658643-REF 4250.20.080		
5	37	SU.PC.SANI.04.06.05.000003		VASTAGO CEMENTADO/ ALEACION METALICA-		240	LIMA IMPLANTES, S.L.U.	0	CIP:100095670961-REF 4260.07.090		
5	38	SU.PC.SANI.04.06.03.100001		CABEZA ALEACION METALICA	VARIOS DIAMETROS	104	LIMA IMPLANTES, S.L.U.	0	CIP:100092554895-REF 5010.05.281		
5	39	SU.PC.SANI.04.06.02.200002		INSERTO DE POLIETILENO		100	LIMA IMPLANTES, S.L.U.	0	CIP:100092656623-REF 5566.50.420		

Agr	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS	Precio licitacion s/iva	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
5	33	SU.PC.SANI.04.06.01		Prótesis de Cadera: Componente acetabular COTILO NO CEMENTADO		360	SMITH & NEPHEW, S.A.U.	0	CIP-100103481264-REF-75100436		
5	34	SU.PC.SANI.04.06.01		Prótesis de Cadera: Componente acetabular COTILO CEMENTADO		607,2	SMITH & NEPHEW, S.A.U.	0	CIP-100103492376-REF-75100451		
5	35	SU.PC.SANI.04.06.01.800001		TORNILLO COTILOIDEO		36	SMITH & NEPHEW, S.A.U.	0	CIP-100014626248-REF-75017232		
5	36	SU.PC.SANI.04.06.05		VASTAGO NO CEMENTADO RECUBIERTO MATERIAL METALICO O CERÁMICO	CON RECUBRIMIENTO METAFISARIO	599,93	SMITH & NEPHEW, S.A.U.	0	CIP-100013028601-REF-71306109		
5	37	SU.PC.SANI.04.06.05.000003		VASTAGO CEMENTADO/ ALEACION METALICA-		240	SMITH & NEPHEW, S.A.U.	0	CIP-100011752410-REF-71312360		
5	38	SU.PC.SANI.04.06.03.100001		CABEZA ALEACION METALICA	VARIOS DIAMETROS	104	SMITH & NEPHEW, S.A.U.	0	CIP-100009739971-REF-71302200		
5	39	SU.PC.SANI.04.06.02.200002		INSERTO DE POLIETILENO		100	SMITH & NEPHEW, S.A.U.	0	CIP-100013016589-REF-75017207	Menos opciones de fijación que la oferta de EXACTECH.	10
5	33	SU.PC.SANI.04.06.01		Prótesis de Cadera: Componente acetabular COTILO NO CEMENTADO		360	ZIMMER BIOMET SPAIN, S.L.U.	0	CIP-100121403800-REF.P0461P44		
5	34	SU.PC.SANI.04.06.01		Prótesis de Cadera: Componente acetabular COTILO CEMENTADO		607,2	ZIMMER BIOMET SPAIN, S.L.U.	0	CIP-100028555538-REF.P0463044		
5	35	SU.PC.SANI.04.06.01.800001		TORNILLO COTILOIDEO		36	ZIMMER BIOMET SPAIN, S.L.U.	0	CIP-100011569663-REF.P0461070		
5	36	SU.PC.SANI.04.06.05		VASTAGO NO CEMENTADO RECUBIERTO MATERIAL METALICO O CERÁMICO	CON RECUBRIMIENTO METAFISARIO	599,93	ZIMMER BIOMET SPAIN, S.L.U.	0	CIP-100070494261-REF.51-131040		
5	37	SU.PC.SANI.04.06.05.000003		VASTAGO CEMENTADO/ ALEACION METALICA-		240	ZIMMER BIOMET SPAIN, S.L.U.	0	CIP-100019563500-REF.00-7857-017-00		
5	38	SU.PC.SANI.04.06.03.100001		CABEZA ALEACION METALICA	VARIOS DIAMETROS	104	ZIMMER BIOMET SPAIN, S.L.U.	0	CIP-100010462389-REF.00-8018-022-02		
5	39	SU.PC.SANI.04.06.02.200002		INSERTO DE POLIETILENO		100	ZIMMER BIOMET SPAIN, S.L.U.	0	CIP-100011517840-REF.P0560044	Menos opciones de fijación que la oferta de EXACTECH.	10
	AGRUPACION 6 PRÓTESIS TOTAL DE CADERA CON SISTEMA DE NAVEGACIÓN										
6	40	SU.PC.SANI.04.06.01.100005		COTILO CEMENTADO DE POLIETILENO		108	B. BRAUN SURGICAL, S.A.	0	CIP:100084689941-REF.NH946		
6	40	SU.PC.SANI.04.06.01.100005		COTILO CEMENTADO DE POLIETILENO		108	B. BRAUN SURGICAL, S.A.	1	CIP:10006282559-REF.Nk842		
6	41	SU.PC.SANI.04.06.01.100006		COTILO NO CEMENTADO RECUBRIMIENTO METALICO	Composición: Titanio Polietileno adosado: no	320	B. BRAUN SURGICAL, S.A.	0	CIP:100086733695-REF.nv142t		
6	42	SU.PC.SANI.04.06.01.800001		TORNILLO COTILOIDEO	Compatible con cotilo no cementado	20	B. BRAUN SURGICAL, S.A.	0	CIP:100091517628-REF.NV020T		
6	43	SU.PC.SANI.04.06.02.200002		INSERTO DE POLIETILENO-	Con y sin ceja antiluxante	100	B. BRAUN SURGICAL, S.A.	0	CIP:100086734706-REF NV182E		
6	43	SU.PC.SANI.04.06.02.200002		INSERTO DE POLIETILENO-	Con y sin ceja antiluxante	100	B. BRAUN SURGICAL, S.A.	1	CIP:100086741575-REF NV282E		
6	44	SU.PC.SANI.04.06.03.100001		CABEZA ALEACION METALICA	Varios diámetros	104	B. BRAUN SURGICAL, S.A.	0	CIP:100006264678-REF NK330K		
6	45	SU.PC.SANI.04.06.03.200002		CABEZA CERAMICA-	Varios diámetros	189,2	B. BRAUN SURGICAL, S.A.	0	CIP: 100028377439-REF NK562D		
6	46	SU.PC.SANI.04.06.05.100002		VASTAGO NO CEMENTADO RECUBIERTO MATERIAL METALICO-	Con opción de vástago corto. Ambidiestro. Apoyo en calcar No Cono: 12/14	800	B. BRAUN SURGICAL, S.A.	0	CIP: 100006255889-REF NK710T		

ANEXO a Mesa de Contratación de fecha 16/10/2020

Agr	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS	Precio licitacion s/iva	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
6	46	SU.PC.SANI.04.06.05.100002		VASTAGO NO CEMENTADO RECUBIERTO MATERIAL METALICO-	Con opción de vástago corto. Ambidiestro. Apoyo en calcar No Cono: 12/14	800	B. BRAUN SURGICAL, S.A.	1	CIP: 100007190925-REF NC084T	En esta agrupación se valora fundamentalmente el sistema y la técnica de navegación. Sistema de navegación versátil tanto para cadera como para rodilla, lo que facilita su curva de aprendizaje y utilización. Ubicación de los pines de localización óptima, facilitando la implantación de la prótesis y reduciendo el riesgo de fracturas periprotésicas en el postoperatorio.	30
6	47	SU.PC.SANI.04.06.05.100003		VASTAGO NO CEMENTADO RECUBIERTO MATERIAL CERAMICO-	Con opción de vástago corto. Ambidiestro. Apoyo en calcar No Cono: 12/14	618	B. BRAUN SURGICAL, S.A.	0	CIP: 100069959458-REF NC290T		
6	47	SU.PC.SANI.04.06.05.100003		VASTAGO NO CEMENTADO RECUBIERTO MATERIAL CERAMICO-	Con opción de vástago corto. Ambidiestro. Apoyo en calcar No Cono: 12/14	618	B. BRAUN SURGICAL, S.A.	1	CIP: 100090173643-REF GL-HET-HS401		
6	48	SU.PC.SANI.04.06.05.000003		VASTAGO CEMENTADO/ ALEACION METALICA	Ambidiestro. Apoyo en calcar No Cono: 12/14	240	B. BRAUN SURGICAL, S.A.	0	CIP: 100018322979-REF NK312K		
	Lotes sin agrupación										
	49	SU.PC.SANI.04.06.00.100001	D44895	PROTESIS PARCIAL MONOBLOQUE / ALEACION METALICA- Recubrimiento:Sin recubrimiento;Composición:titanio;	Vastago cementado	195	ORBIMED, S.A.	0	CIP:100011953046-REF 1085-038 MODELO THOMPSON	Buena oferta que se adapta a las necesidades de los servicios	20
	50	SU.PC.SANI.04.06.00.100001		PROTESIS PARCIAL MONOBLOQUE / ALEACION METALICA-	Vastago no cementado.Aleación de titanio	195	ORBIMED, S.A.	0	CIP:100011954753-REF 1065-038 MODELO A.MOORE	Buena oferta que se adapta a las necesidades de los servicios	20
	50	SU.PC.SANI.04.06.00.100001		PROTESIS PARCIAL MONOBLOQUE / ALEACION METALICA-	Vastago no cementado.Aleación de titanio	195	ORBIMED, S.A.	0	CIP:100072661159-REF 1065-538 MODELO A.MOORE	Buena oferta que se adapta a las necesidades de los servicios	20
	51	SU.PC.SANI.04.06.00.300001	B44434	PROTESIS PARCIAL MODULAR: CABEZA METALICA- Composición:acero;		219,26	ORBIMED, S.A.	0	CIP:100018591087-REF 1513-238 MODELO ENDOCEFÁLICA	Buena oferta que se adapta a las necesidades de los servicios	20

Córdoba, 6 de octubre de 2020

Director UGC Traumatologia y C. Ortopédica

Director UGC Traumatologia y C. Ortopédica

Director UGC Traumatologia y C. Ortopédica

Director de línea de procesos