Junta de Andalucía
Consejería de Salud y Familias

EXPEDIENTE NÚMERO 0001016/2019. ACUERDO MARCO CON UNA ÚNICA EMPRESA POR PRECIOS UNITARIOS, AL AMPARO DEL ART.16.3a) DE LA LCSP, DE SUMINISTRO DE ENDOPRÓTESIS Y BALONES PARA CIRUGIA VASCULAR, PARA LOS CENTROS ADSCRITOS A LA PLATAFORMA LOGÍSTICA SANITARIA DE ALMERIA. CCA: +6.6REW3M7

INFORME DE VALORACIÓN DE CRITERIOS " NO AUTOMÁTICOS" . OFERTA TÉCNICA. (SOBRES Nº 2)

DATOS LOTES Y/O AGRUPACIONES DE LA LICITACION					DATOS OFERTAS RECIBIDAS				VALORACIÓN TÉCNICA (0-40 PUNTOS)	
AGRUP	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	LICITADORES	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	REFERENCIA	CIP OFERTADO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS VALORACION FUNCIONAL DEL PRODUCTO (0-40 Puntos) Umbral mínimo 20 puntos.	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN OTORGADA
1	1	SU.PC.SANI.04.02.90.500000		ENDOPRÓTESIS AORTICA ABDOMINAL BIFURCADA	COOK ESPAÑA, S.A	F41895	MULTIPLES REFERENCIAS VER ANEXO II-A	MULTIPLES CIP VER ANEXO II-A	10	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad.
1	2	SU.PC.SANI.04.02.90.700000		ENDOPROTESIS ILIACAS	COOK ESPAÑA, S.A	E80097 E79522	MULTIPLES REFERENCIAS VER ANEXO II-A	MULTIPLES CIP VER ANEXO II-A	10	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad.
1	3	SU.PC.SANI.04.02.90.600000		EXTENSORES AORTA ABDOMINAL	COOK ESPAÑA, S.A	SIN DATO	ESBE-30-58?	SIN DATO	10	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad.
1	4	SU.PC.SANI.04.02.90.500001		ENDOPRÓTESIS AÓRTICA ABDOMINAL BIFURCADA CON ANCLAJE SUPRARRENAL	COOK ESPAÑA, S.A	E79572	MULTIPLES REFERENCIAS VER ANEXO II-A	MULTIPLES CIP VER ANEXO II-A	10	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad.
1	5	SU.PC.SANI.04.02.90.600001		EXTENSORES AORTA ABDOMINAL CON ANCLAJE SUPRARENAL	COOK ESPAÑA, S.A	E80252	MULTIPLES REFERENCIAS VER ANEXO II-A	MULTIPLES CIP VER ANEXO II-A	10	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad.
1	6	SU.PC.SANI.04.02.90.600001		EXTENSORES AORTA ABDOMINAL CON ANCLAJE SUPRARENAL	COOK ESPAÑA, S.A	E80252	MULTIPLES REFERENCIAS VER ANEXO II-A	MULTIPLES CIP VER ANEXO II-A	10	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad.
1	7	SU.PC.SANI.04.02.90.700000		ENDOPROTESIS ILIACAS	COOK ESPAÑA, S.A	F20686 F20770 F20738 F23313 F23314 F20726	MULTIPLES REFERENCIAS VER ANEXO II-A	MULTIPLES CIP VER ANEXO II-A	10	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad.
1	8	SU.PC.SANI.04.02.99.000003		PROTESIS VASCULAR A MEDIDA	COOK ESPAÑA, S.A	E39843	AAA-DEVICE TBRANCH-34-18-202 THORACIC-LP-CMD-DEVICE	100093712498 100122302881 100082329418	10	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad.

Almería, 28 de octubre de 2.020.

AGRUP	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	LICITADORES	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	REFERENCIA	CIP OFERTADO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS VALORACION FUNCIONAL DEL PRODUCTO (0-40 Puntos) Umbral mínimo 20 puntos.	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN OTORGADA
1	9	SU.PC.SANI.04.02.90.000000		ENDOPROTESIS AORTICA TORACICA AUTOEXPANDIBLE LONG >= 200mm	COOK ESPAÑA, S.A	E80228 E85795	MULTIPLES REFERENCIAS VER ANEXO II-A	MULTIPLES CIP VER ANEXO II-A	10	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad.
1	10	SU.PC.SANI.04.02.90.000003		ENDOPROTESIS AORTICA TORACICA AUTOEXPANDIBLE LONG < 200mm	COOK ESPAÑA, S.A	E86710	MULTIPLES REFERENCIAS VER ANEXO II-A	MULTIPLES CIP VER ANEXO II-A	10	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad.
1	11	SU.PC.SANI.04.02.90.000003		ENDOPROTESIS AORTICA TORACICA AUTOEXPANDIBLE LONG < 200mm	COOK ESPAÑA, S.A	E91334	MULTIPLES REFERENCIAS VER ANEXO II-A	MULTIPLES CIP VER ANEXO II-A	10	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad.
2	12	SU.PC.SANI.04.02.90.500000		ENDOPRÓTESIS AORTICA ABDOMINAL BIFURCADA	CARDIVA 2, S.L	F42053	ALP28 ALP21 ALP23 ALP25 ALP30 OLB21 OLB23	100128426536 100128426637 100128426738 100128426930 100128427142 100030129345 100030460783	10	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad.
2	13	SU.PC.SANI.04.02.90.500000		ENDOPRÓTESIS AORTICA ABDOMINAL BIFURCADA	CARDIVA 2, S.L	F42052	ALP32 ALP34 OLB34 OLB30 OLB32	100128427344 100128427546 100030129547 100030460288 100030460682	10	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad.
2	14	SU.PC.SANI.04.02.90.700000		ENDOPROTESIS ILIACAS	CARDIVA 2, S.L	E79522	MULTIPLES REFERENCIAS VER ANEXO II-A	MULTIPLES CIP VER ANEXO II-A	10	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad.
2	15	SU.PC.SANI.04.02.90.600000		EXTENSORES AORTA ABDOMINAL	CARDIVA 2, S.L	E80232	AEC19 AEC21 AEC23 AEC25 AEC30 AEC32 AEC34	100013550270 100013550371 100013550472 100013550573 100013550775 100013550876 100013550977	10	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad.
3	16	SU.PC.SANI.04.02.90.500000		ENDOPRÓTESIS AORTICA ABDOMINAL BIFURCADA	W.L. GORE Y ASOCIADOS, S.L	F41888 F42701	MULTIPLES REFERENCIAS VER ANEXO II-A	MULTIPLES CIP VER ANEXO II-A	10	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad.
3	17	SU.PC.SANI.04.02.90.500000		ENDOPRÓTESIS AORTICA ABDOMINAL BIFURCADA	W.L. GORE Y ASOCIADOS, S.L	F41893	MULTIPLES REFERENCIAS VER ANEXO II-A	MULTIPLES CIP VER ANEXO II-A	10	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad.

Almería, 28 de octubre de 2.020.

AGRUP	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	LICITADORES	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	REFERENCIA	CIP OFERTADO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS VALORACION FUNCIONAL DEL PRODUCTO (0-40 Puntos) Umbral mínimo 20 puntos.	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN OTORGADA
3	18	SU.PC.SANI.04.02.90.700000		ENDOPROTESIS ILIACAS	W.L. GORE Y ASOCIADOS, S.L	E79721	PLL161007 PLL161207 PLL161407 HGB161007 HGB161207 HGB161407	100079433052 100079432941 100079433153 100087860679 100087855628 100087855729	10	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad.
3	19	SU.PC.SANI.04.02.90.600000		EXTENSORES AORTA ABDOMINAL	W.L. GORE Y ASOCIADOS, S.L	E79792	PLA230300 PLA260300 PLA280300 PLA320400 PLA360400	100005161536 100005161334 100005161233 100075511248 100075493458	10	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad.
3	20	SU.PC.SANI.04.02.90.000003		ENDOPROTESIS AORTICA TORACICA AUTOEXPANDIBLE LONG < 200mm	W.L. GORE Y ASOCIADOS, S.L	E95849	MULTIPLES REFERENCIAS VER ANEXO II-A	MULTIPLES CIP VER ANEXO II-A	10	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad.
3	21	SU.PC.SANI.04.02.90.000000		ENDOPROTESIS AORTICA TORACICA AUTOEXPANDIBLE LONG >= 200mm	W.L. GORE Y ASOCIADOS, S.L	E79719	TGM313120E TGM343420E TGM373720E TGM404020E TGM454520E TGMR313120E TGMR373720E TGMR404020E	100118441972 100118442083 100118442285 100118442386 100118442487 100128720607 100128720708 100128720809	10	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad.
3	22	SU.PC.SANI.04.02.90.700002		ENDOPROTESIS ILÍACAS CON RAMAS	W.L. GORE Y ASOCIADOS, S.L	E83741	CEB231010 CEB231210 CEB231410	100087855426 100087860578 100087855527	10	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad.
3	23	SU.PC.SANI.04.02.90.500000		ENDOPRÓTESIS AORTICA ABDOMINAL BIFURCADA	W.L. GORE Y ASOCIADOS, S.L	F41893	MULTIPLES REFERENCIAS VER ANEXO II-A	MULTIPLES CIP VER ANEXO II-A	10	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad.
4	24	SU.PC.SANI.04.02.90.500001		ENDOPRÓTESIS AÓRTICA ABDOMINAL BIFURCADA CON ANCLAJE SUPRARRENAL	MEDTRONIC IBÉRICA S.A	E79572 E79952	MULTIPLES REFERENCIAS VER ANEXO II-A	MULTIPLES CIP VER ANEXO II-A	10	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad.
4	25	SU.PC.SANI.04.02.90.700000		ENDOPROTESIS ILIACAS	MEDTRONIC IBÉRICA S.A	E80097 E79522	MULTIPLES REFERENCIAS VER ANEXO II-A	MULTIPLES CIP VER ANEXO II-A	10	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad.
4	26	SU.PC.SANI.04.02.90.600001		EXTENSORES AORTA ABDOMINAL CON ANCLAJE SUPRARENAL	MEDTRONIC IBÉRICA S.A	E80252 E80172	ETCF2323C49EE ETCF3232C49EE ETCF2525C49EE ETCF2828C49EE ETCF3636C49EE	100033615852 100033615953 100033631511 100033631612 100033631713	10	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad.

AGRUP	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	LICITADORES	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	REFERENCIA	CIP OFERTADO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS VALORACION FUNCIONAL DEL PRODUCTO (0-40 Puntos) Umbral mínimo 20 puntos.	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN OTORGADA
4	27	SU.PC.SANI.04.02.90.200001		ENDOPROTESIS AORTICA ABDOMINAL MONOILIACA	MEDTRONIC IBÉRICA S.A	E79590 E79651	ETUF3214C102EE ETUF2514C102EE ETUF2814C102EE ETUF3614C102EE ETUF2314C102EE	100033616064 100033616266 100033631814 100033631915 100033632228	10	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad.
4	28	SU.PC.SANI.04.02.90.000003		ENDOPROTESIS AORTICA TORACICA AUTOEXPANDIBLE LONG < 200mm	MEDTRONIC IBÉRICA S.A	E86710 E98493	MULTIPLES REFERENCIAS VER ANEXO II-A	MULTIPLES CIP VER ANEXO II-A	10	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad.
4	29	SU.PC.SANI.04.02.90.000003		ENDOPROTESIS AORTICA TORACICA AUTOEXPANDIBLE LONG < 200mm	MEDTRONIC IBÉRICA S.A	E86710 E91334 E98493 E98574	MULTIPLES REFERENCIAS VER ANEXO II-A	MULTIPLES CIP VER ANEXO II-A	10	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad.
4	30	SU.PC.SANI.04.02.90.000003		ENDOPROTESIS AORTICA TORACICA AUTOEXPANDIBLE LONG < 200mm	MEDTRONIC IBÉRICA S.A	E86710 E91334 E98493 E98574	MULTIPLES REFERENCIAS VER ANEXO II-A	MULTIPLES CIP VER ANEXO II-A	10	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad.
4	31	SU.PC.SANI.04.02.90.000000		ENDOPROTESIS AORTICA TORACICA AUTOEXPANDIBLE LONG >= 200mm	MEDTRONIC IBÉRICA S.A	E80228 E80397 E80355	MULTIPLES REFERENCIAS VER ANEXO II-A	MULTIPLES CIP VER ANEXO II-A	10	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad.
4	32	SU.PC.SANI.04.02.95.800000		TAPON VASCULAR	MEDTRONIC IBÉRICA S.A	B39557	MULTIPLES REFERENCIAS VER ANEXO II-A	MULTIPLES CIP VER ANEXO II-A	10	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad.
5	33	SU.PC.SANI.04.02.90.000000		ENDOPROTESIS AORTICA TORACICA AUTOEXPANDIBLE LONG >= 200mm	CARDIVA 2, S.L	E79816	MULTIPLES REFERENCIAS VER ANEXO II-A	MULTIPLES CIP VER ANEXO II-A	10	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad.
5	34	SU.PC.SANI.04.02.90.000000		ENDOPROTESIS AORTICA TORACICA AUTOEXPANDIBLE LONG >= 200mm	CARDIVA 2, S.L	E88534	MULTIPLES REFERENCIAS VER ANEXO II-A	MULTIPLES CIP VER ANEXO II-A	10	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad.
5	35	SU.PC.SANI.04.02.90.000000		ENDOPROTESIS AORTICA TORACICA AUTOEXPANDIBLE LONG >= 200mm	CARDIVA 2, S.L	E80076	MULTIPLES REFERENCIAS VER ANEXO II-A	MULTIPLES CIP VER ANEXO II-A	10	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad.
5	36	SU.PC.SANI.04.02.90.000000		ENDOPROTESIS AORTICA TORACICA AUTOEXPANDIBLE LONG >= 200mm	CARDIVA 2, S.L	E80357	MULTIPLES REFERENCIAS VER ANEXO II-A	MULTIPLES CIP VER ANEXO II-A	10	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad.

Almería, 28 de octubre de 2.020.

AGRUP	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	LICITADORES	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	REFERENCIA	CIP OFERTADO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS VALORACION FUNCIONAL DEL PRODUCTO (0-40 Puntos) Umbral mínimo 20 puntos.	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN OTORGADA
5	37	SU.PC.SANI.04.02.90.000003		ENDOPROTESIS AORTICA TORACICA AUTOEXPANDIBLE LONG < 200mm	CARDIVA 2, S.L	E95941	MULTIPLES REFERENCIAS VER ANEXO II-A	MULTIPLES CIP VER ANEXO II-A	10	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad.
5	38	SU.PC.SANI.04.02.90.000003		ENDOPROTESIS AORTICA TORACICA AUTOEXPANDIBLE LONG < 200mm	CARDIVA 2, S.L	E97184	MULTIPLES REFERENCIAS VER ANEXO II-A	MULTIPLES CIP VER ANEXO II-A	10	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad.
5	39	SU.PC.SANI.04.02.90.000003		ENDOPROTESIS AORTICA TORACICA AUTOEXPANDIBLE LONG < 200mm	CARDIVA 2, S.L	E95944	MULTIPLES REFERENCIAS VER ANEXO II-A	MULTIPLES CIP VER ANEXO II-A	10	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad.
5	40	SU.PC.SANI.04.02.90.000003		ENDOPROTESIS AORTICA TORACICA AUTOEXPANDIBLE LONG < 200mm	CARDIVA 2, S.L	E98756	MULTIPLES REFERENCIAS VER ANEXO II-A	MULTIPLES CIP VER ANEXO II-A	10	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad.
LOTE	41	SU.PC.SANI.04.02.90.000008	E81711	ENDOPRÓTESIS AÓRTICA TORÁCICA NO CUBIERTA EXPANDIBLE POR BALÓN-MATERIAL 2:Nitinol;	**SIN OFERTAS**					
6	42	SU.PC.SANI.04.02.90.500001		ENDOPRÓTESIS AÓRTICA ABDOMINAL BIFURCADA CON ANCLAJE SUPRARRENAL	CARDIVA 2, S.L	E80109	28-B2-33-080S 28-B2-36-100S 28-B2-30-100S 28-B2-30-120S 28-B2-30-080S 28-B2-33-100S 28-B2-33-120S 28-B2-36-120S 28-B2-36-080S	100101835843 100101835944 100101856956 100101857360 100101857461 100101857663 100101857865 100101858370 100101858471	10	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad.
6	43	SU.PC.SANI.04.02.90.500001		ENDOPRÓTESIS AÓRTICA ABDOMINAL BIFURCADA CON ANCLAJE SUPRARRENAL	CARDIVA 2, S.L	E85358	MULTIPLES REFERENCIAS VER ANEXO II-A	MULTIPLES CIP VER ANEXO II-A	10	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad.
6	44	SU.PC.SANI.04.02.90.600001		EXTENSORES AORTA ABDOMINAL CON ANCLAJE SUPRARENAL	CARDIVA 2, S.L	E86385	MULTIPLES REFERENCIAS VER ANEXO II-A	MULTIPLES CIP VER ANEXO II-A	10	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad.

Almería, 28 de octubre de 2.020.

AGRUP	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	LICITADORES	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	REFERENCIA	CIP OFERTADO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS VALORACION FUNCIONAL DEL PRODUCTO (0-40 Puntos) Umbral mínimo 20 puntos.	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN OTORGADA
6	45	SU.PC.SANI.04.02.90.600001		EXTENSORES AORTA ABDOMINAL CON ANCLAJE SUPRARENAL	CARDIVA 2, S.L	E80014	28-C2-33-055S 28-C2-33-070S 28-C2-36-070S 28-C2-30-040S 28-C2-30-055S 28-C2-30-070S 28-C2-33-040S 28-C2-36-040S 28-C2-36-055S	100101840692 100101840793 100101840894 100101863028 100101863129 100101863220 100101863321 100101863422 100101863523	10	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad.
6	46	SU.PC.SANI.04.02.90.700000		ENDOPROTESIS ILIACAS	CARDIVA 2, S.L	E80097	MULTIPLES REFERENCIAS VER ANEXO II-A	MULTIPLES CIP VER ANEXO II-A	10	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad.
6	47	SU.PC.SANI.04.02.90.200001		ENDOPROTESIS AORTICA ABDOMINAL MONOILIACA	CARDIVA 2, S.L	E79707	28-A1-22-100S 28-A1-26-100S 28-A1-28-100S 28-A1-20-100S 28-A1-24-100S	100111154976 100111155087 100111155188 100111163361 100111163462	10	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad.
6	48	SU.PC.SANI.04.02.95.800000		TAPON VASCULAR	CARDIVA 2, S.L	B39557	28-P1-10-031S 28-P1-14-033S 28-P1-20-035S 28-P1-24-035S 28-P1-08-031S 28-P1-12-031S 28-P1-17-033S	100111157805 100111157906 100111158017 100111158118 100111163866 100111164270 100111164472	10	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad.
7	49	SU.PC.SANI.04.02.90.500001		ENDOPRÓTESIS AÓRTICA ABDOMINAL BIFURCADA CON ANCLAJE SUPRARRENAL	LEXEL, S.L	E80137	TV-AB2080-I TV-AB2380-I TV-AB2680-I TV-AB2980-I	100104735139 100104744221 100104744322 100104744524	10	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad.
7	50	SU.PC.SANI.04.02.90.500001		ENDOPRÓTESIS AÓRTICA ABDOMINAL BIFURCADA CON ANCLAJE SUPRARRENAL	LEXEL, S.L	E80191	TV-AB3480-I	1,00105E+11	10	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad.
7	51	SU.PC.SANI.04.02.90.700000		ENDOPROTESIS ILIACAS	LEXEL, S.L	E79721	MULTIPLES REFERENCIAS VER ANEXO II-A	MULTIPLES CIP VER ANEXO II-A	10	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad.
7	52	SU.PC.SANI.04.02.90.700000		ENDOPROTESIS ILIACAS	LEXEL, S.L	E80548	TV-IL142880-I TV-IL1428160-I TV-IL1428140-I TV-IL1428120-I TV-IL1428100-I TV-EX282845-I	100100837468 100100854632 100100854834 100100855046 100100855147 100100837761	10	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad.

AGRUP	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	LICITADORES	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	REFERENCIA	CIP OFERTADO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS VALORACION FUNCIONAL DEL PRODUCTO (0-40 Puntos) Umbral mínimo 20 puntos.	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN OTORGADA
7	53	SU.PC.SANI.01.20.25.100002		AUTOINYECTOR P/ POLIMERO	LEXEL, S.L	E60888	TV-AI01-D	1,00083E+11	10	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad.
7	54	SU.PC.SANI.04.02.94.600000		POLIMERO LIQUIDO EMBOLIZANTE	LEXEL, S.L	E67255	TV-CS14-F	1,00092E+11	10	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad.
8	55	SU.PC.SANI.04.02.90.500000		ENDOPRÓTESIS AORTICA ABDOMINAL BIFURCADA	LEXEL, S.L	F41900	MULTIPLES REFERENCIAS VER ANEXO II-A	MULTIPLES CIP VER ANEXO II-A	10	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad.
8	56	SU.PC.SANI.04.02.90.600000		EXTENSORES AORTA ABDOMINAL	LEXEL, S.L	F23612	A25-25/C75V A25-25/C95V A28-28/C95V A28-28/C75V A34-34/C100V A34-34/C80V A25-25/C55 A28-28/C55	100098388915 100098389127 100098389329 100098396198 100098396693 100098396794 100116482782 100116482984	10	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad.
8	57	SU.PC.SANI.04.02.90.600001		EXTENSORES AORTA ABDOMINAL CON ANCLAJE SUPRARENAL	LEXEL, S.L	35764	A25-25/C75-O20V A25-25/C95-O20V A28-28/C75-O20V A28-28/C95-O20V A34-34/C100-O20V A34-34/C80-O20V	100098389521 100098397007 100098397209 100098397502 100098397704 100098397906	10	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad.
8	58	SU.PC.SANI.04.02.90.700000		ENDOPROTESIS ILIACAS	LEXEL, S.L	E80548	I20-20/C55FSA I16-16/C55FSA I16-16/C88SA I20-13/C70FSA I20-13/C88FSA IS20-25/C55SA	100098389824 100098398017 100098398118 100098398310 100098398411 100127793330	10	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad.
8	58	SU.PC.SANI.04.02.90.700001		EXTENSORES RAMAS ILIACAS, LIMB EXTENSIONS WITH SPINE, ENDOLOGIX INC	LEXEL, S.L	?	IS20-25/C65SA	1,00128E+11	10	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad.
9	59	SU.PC.SANI.04.02.90.000000		ENDOPROTESIS AORTICA TORACICA AUTOEXPANDIBLE LONG >= 200mm	JOTEC CARDIOVASCULAR,S.L	E80076 E68223	MULTIPLES REFERENCIAS VER ANEXO II-A	MULTIPLES CIP VER ANEXO II-A	10	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad.
9	60	SU.PC.SANI.04.02.90.000003		ENDOPROTESIS AORTICA TORACICA AUTOEXPANDIBLE LONG < 200mm	JOTEC CARDIOVASCULAR,S.L	E98756	MULTIPLES REFERENCIAS VER ANEXO II-A	MULTIPLES CIP VER ANEXO II-A	10	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad.

Almería, 28 de octubre de 2.020.

AGRUP	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	LICITADORES	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	REFERENCIA	CIP OFERTADO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS VALORACION FUNCIONAL DEL PRODUCTO (0-40 Puntos) Umbral mínimo 20 puntos.	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN OTORGADA
9	61	SU.PC.SANI.04.02.90.500001		ENDOPRÓTESIS AÓRTICA ABDOMINAL BIFURCADA CON ANCLAJE SUPRARRENAL	JOTEC CARDIOVASCULAR,S.L	E79572 E54888	MULTIPLES REFERENCIAS VER ANEXO II-A	MULTIPLES CIP VER ANEXO II-A	10	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad.
9	62	SU.PC.SANI.04.02.90.600001		EXTENSORES AORTA ABDOMINAL CON ANCLAJE SUPRARENAL	JOTEC CARDIOVASCULAR,S.L	E80172	93AE3232L05 93AE3636L05 93AE3838L05	100097474781 100097561467 100097561669	10	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad.
9	63	SU.PC.SANI.04.02.90.700000		ENDOPROTESIS ILIACAS	JOTEC CARDIOVASCULAR,S.L	B39364 E79522 E46498	MULTIPLES REFERENCIAS VER ANEXO II-A	MULTIPLES CIP VER ANEXO II-A	10	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad.
9	64	SU.PC.SANI.04.02.70.300001		ENDOPROTESIS CUBIERTAS EXPANDIBLES POR BALON < ó = 5.8cm	JOTEC CARDIOVASCULAR,S.L	F32145 E80267	MULTIPLES REFERENCIAS VER ANEXO II-A	MULTIPLES CIP VER ANEXO II-A	10	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad.
LOTE	65	SU.PC.SANI.04.02.70.100001	E79736	ENDOPROTESIS NO CUBIERTAS EXPANDIBLES POR BALON PREMONTADO-MATERIAL 2:Cromo cobalto;Introductor 2:(0-6];Guia 2:[0.014-0.014];	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A	E79736	MULTIPLES REFERENCIAS VER ANEXO II-A	MULTIPLES CIP VER ANEXO II-A	10	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad.
LOTE	66	SU.PC.SANI.04.02.95.800000	B39557	TAPON VASCULAR - GC	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A	B39557	MULTIPLES REFERENCIAS VER ANEXO II-A	MULTIPLES CIP VER ANEXO II-A	10	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad.
LOTE	67	SU.PC.SANI.04.02.70.100001	E80294	ENDOPROTESIS NO CUBIERTAS EXPANDIBLES POR BALON PREMONTADO-MATERIAL 2:Cromo cobalto;Introductor 2:(0-6];Guia 2:[0.035-0.035];	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A	E80294	MULTIPLES REFERENCIAS VER ANEXO II-A	MULTIPLES CIP VER ANEXO II-A	15	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad, compatibilidad y/o facilidad de uso. Muy buena visibilidad, flexibilidad y bajo perfil del strut, muy conveniente para la navegación.

AGRUP	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	LICITADORES	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	REFERENCIA	CIP OFERTADO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS VALORACION FUNCIONAL DEL PRODUCTO (0-40 Puntos) Umbral mínimo 20 puntos.	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN OTORGADA
LOTE	67	SU.PC.SANI.04.02.70.100001	E80294	ENDOPROTESIS NO CUBIERTAS EXPANDIBLES POR BALON PREMONTADO-MATERIAL 2:Cromo cobalto;Introductor 2:(0-6];Guia 2:[0.035-0.035];	BOSTON SCIENTIFIC	E80294	MULTIPLES REFERENCIAS VER ANEXO II-A	MULTIPLES CIP VER ANEXO II-A	5	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y presenta alguna mejora poco significativa.
LOTE	67	SU.PC.SANI.04.02.70.100001	E80294	ENDOPROTESIS NO CUBIERTAS EXPANDIBLES POR BALON PREMONTADO-MATERIAL 2:Cromo cobalto;Introductor 2:(0-6];Guia 2:[0.035-0.035];	CARDIVA 2, S.L	E80294	MULTIPLES REFERENCIAS VER ANEXO II-A	MULTIPLES CIP VER ANEXO II-A	5	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y presenta alguna mejora poco significativa.
LOTE	68	SU.PC.SANI.04.02.70.200001	E79875	ENDOPROTESIS NO CUBIERTAS AUTOEXPANDIBLE-Introductor 2:(0-6];Diseño del stent 2:Anillos de nitinol cortados a laser;Diseño catéter 2:Triaxial;Guia 2:[0.035-0.035];Recubrimiento de malla 2:No;Sistema de liberación 2:Rueda;	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A	E79875	MULTIPLES REFERENCIAS VER ANEXO II-A	MULTIPLES CIP VER ANEXO II-A	15	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad, compatibilidad y/o facilidad de uso. Sistema triaxial con desplegamiento muy preciso. Buen empuje sin kinkado.
LOTE	68	SU.PC.SANI.04.02.70.200001	E79875	ENDOPROTESIS NO CUBIERTAS AUTOEXPANDIBLE-Introductor 2:(0-6];Diseño del stent 2:Anillos de nitinol cortados a laser;Diseño catéter 2:Triaxial;Guia 2:[0.035-0.035];Recubrimiento de malla 2:No;Sistema de liberación 2:Rueda;	BARD DE ESPAÑA, S.L.U	E79875	MULTIPLES REFERENCIAS VER ANEXO II-A	MULTIPLES CIP VER ANEXO II-A	5	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y presenta alguna mejora poco significativa.

AGRUP	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	LICITADORES	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	REFERENCIA	CIP OFERTADO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS VALORACION FUNCIONAL DEL PRODUCTO (0-40 Puntos) Umbral mínimo 20 puntos.	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN OTORGADA
LOTE	68	SU.PC.SANI.04.02.70.200001	E79875	ENDOPROTESIS NO CUBIERTAS AUTOEXPANDIBLE-Introductor 2:(0-6];Diseño del stent 2:Anillos de nitinol cortados a laser;Diseño catéter 2:Triaxial;Guia 2:[0.035-0.035];Recubrimiento de malla 2:No;Sistema de liberación 2:Rueda;	CARDIVA 2, S.L	E79875	MULTIPLES REFERENCIAS VER ANEXO II-A	MULTIPLES CIP VER ANEXO II-A	5	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y presenta alguna mejora poco significativa.
LOTE	69	SU.PC.SANI.04.02.70.200001	E80320	ENDOPROTESIS NO CUBIERTAS AUTOEXPANDIBLE-Introductor 2:(0-6];Diseño del stent 2:Filamentos de nitinol entrelazados;Diseño catéter 2:Coaxial;Guia 2:[0.018-0.018];Sistema de liberación 2:Gatillo;Recubrimiento de malla 2:No;	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A	E80320	MULTIPLES REFERENCIAS VER ANEXO II-A	MULTIPLES CIP VER ANEXO II-A	10	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad.
LOTE	70	SU.PC.SANI.04.02.80.500000	E79854	ENDOPROTESIS CAROTIDEA AUTOEXPANDIBLE-MATERIAL 2:Nitinol;Introductor 2:(0-6];Conicidad 2:Si;Estructura de la celda 2:Abierta;Guia 2:[0.014-0.014];Sistema de liberación 2:Gatillo;	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A	E79854	MULTIPLES REFERENCIAS VER ANEXO II-A	MULTIPLES CIP VER ANEXO II-A	10	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad.

AGRUP	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	LICITADORES	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	REFERENCIA	CIP OFERTADO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS VALORACION FUNCIONAL DEL PRODUCTO (0-40 Puntos) Umbral mínimo 20 puntos.	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN OTORGADA
LOTE	71	SU.PC.SANI.04.02.70.200001	E79965	ENDOPROTESIS NO CUBIERTAS AUTOEXPANDIBLE-Introductor 2:(0-6];Diseño del stent 2:Anillos de nitinol cortados a laser;Guia 2:[0.035-0.035];Diseño catéter 2:Coaxial;Sistema de liberación 2:Pull-back;Recubrimiento de malla 2:Si;	BIOTRONIK SPAIN, S.A	E79965	MULTIPLES REFERENCIAS VER ANEXO II-A	MULTIPLES CIP VER ANEXO II-A	10	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad.
LOTE	72	SU.PC.SANI.04.02.70.200001	E80028	ENDOPROTESIS NO CUBIERTAS AUTOEXPANDIBLE-Introductor 2:(0-6];Diseño del stent 2:Anillos de nitinol cortados a laser;Diseño catéter 2:Triaxial;Guia 2:[0.035-0.035];Recubrimiento de malla 2:Si;Sistema de liberación 2:Gatillo;	BIOTRONIK SPAIN, S.A	E80028	MULTIPLES REFERENCIAS VER ANEXO II-A	MULTIPLES CIP VER ANEXO II-A	10	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad.
LOTE	73	SU.PC.SANI.04.02.70.200001	F41920	ENDOPROTESIS NO CUBIERTAS AUTOEXPANDIBLE-Diseño del stent 2:Anillos de nitinol cortados a laser;Introductor 2:(0-6];Diseño catéter 2:Triaxial;Guia 2:[0.018-0.018];Recubrimiento de malla 2:Si;Sistema de liberación 2:Rueda;	BIOTRONIK SPAIN, S.A	F41920	MULTIPLES REFERENCIAS VER ANEXO II-A	MULTIPLES CIP VER ANEXO II-A	10	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad.

Almería, 28 de octubre de 2.020.

AGRUP	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	LICITADORES	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	REFERENCIA	CIP OFERTADO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS VALORACION FUNCIONAL DEL PRODUCTO (0-40 Puntos) Umbral mínimo 20 puntos.	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN OTORGADA
LOTE	74	SU.PC.SANI.04.02.70.100001	E79640	ENDOPROTESIS NO CUBIERTAS EXPANDIBLES POR BALON PREMONTADO-MATERIAL 2:Acero inoxidable;Introductor 2:(0-6];Guia 2:[0.035-0.035];	BARD DE ESPAÑA, S.L.U	E79640	MULTIPLES REFERENCIAS VER ANEXO II-A	MULTIPLES CIP VER ANEXO II-A	5	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y presenta alguna mejora poco significativa.
LOTE	74	SU.PC.SANI.04.02.70.100001	E79640	ENDOPROTESIS NO CUBIERTAS EXPANDIBLES POR BALON PREMONTADO-MATERIAL 2:Acero inoxidable;Introductor 2:(0-6];Guia 2:[0.035-0.035];	BIOTRONIK SPAIN, S.A	E79640	MULTIPLES REFERENCIAS VER ANEXO II-A	MULTIPLES CIP VER ANEXO II-A	15	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad, compatibilidad y/o facilidad de uso. Recubrimiento antitrombótico de carburo de silicio, favorable para la endotelización
LOTE	74	SU.PC.SANI.04.02.70.100001	E79640	ENDOPROTESIS NO CUBIERTAS EXPANDIBLES POR BALON PREMONTADO-MATERIAL 2:Acero inoxidable;Introductor 2:(0-6];Guia 2:[0.035-0.035];	BOSTON SCIENTIFIC	E79640	MULTIPLES REFERENCIAS VER ANEXO II-A	MULTIPLES CIP VER ANEXO II-A	5	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y presenta alguna mejora poco significativa.
LOTE	75	SU.PC.SANI.04.02.70.100001	E79736	ENDOPROTESIS NO CUBIERTAS EXPANDIBLES POR BALON PREMONTADO-MATERIAL 2:Cromo cobalto;Introductor 2:(0-6];Guia 2:[0.014-0.014];	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A	E79736	MULTIPLES REFERENCIAS VER ANEXO II-A	MULTIPLES CIP VER ANEXO II-A	5	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y presenta alguna mejora poco significativa.

AGRUP	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	LICITADORES	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	REFERENCIA	CIP OFERTADO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS VALORACION FUNCIONAL DEL PRODUCTO (0-40 Puntos) Umbral mínimo 20 puntos.	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN OTORGADA
LOTE	75	SU.PC.SANI.04.02.70.100001	E79736	ENDOPROTESIS NO CUBIERTAS EXPANDIBLES POR BALON PREMONTADO-MATERIAL 2:Cromo cobalto;Introductor 2:(0-6];Guia 2:[0.014-0.014];	BIOTRONIK SPAIN, S.A	E79736	MULTIPLES REFERENCIAS VER ANEXO II-A	MULTIPLES CIP VER ANEXO II-A	15	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad, compatibilidad y/o facilidad de uso. Recubrimiento antitrombótico de carburo de silicio, favorable para la endotelización
LOTE	76	SU.PC.SANI.04.02.70.200001	E79875	ENDOPROTESIS NO CUBIERTAS AUTOEXPANDIBLE-Introductor 2:(0-6];Diseño del stent 2:Anillos de nitinol cortados a laser;Diseño catéter 2:Triaxial;Guia 2:[0.035-0.035];Recubrimiento de malla 2:No;Sistema de liberación 2:Rueda;	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A	E79875	MULTIPLES REFERENCIAS VER ANEXO II-A	MULTIPLES CIP VER ANEXO II-A	5	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y presenta alguna mejora poco significativa.
LOTE	76	SU.PC.SANI.04.02.70.200001	E79875	ENDOPROTESIS NO CUBIERTAS AUTOEXPANDIBLE-Introductor 2:(0-6];Diseño del stent 2:Anillos de nitinol cortados a laser;Diseño catéter 2:Triaxial;Guia 2:[0.035-0.035];Recubrimiento de malla 2:No;Sistema de liberación 2:Rueda;	BARD DE ESPAÑA, S.L.U	E79875	MULTIPLES REFERENCIAS VER ANEXO II-A	MULTIPLES CIP VER ANEXO II-A	5	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y presenta alguna mejora poco significativa.

AGRUP	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	LICITADORES	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	REFERENCIA	CIP OFERTADO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS VALORACION FUNCIONAL DEL PRODUCTO (0-40 Puntos) Umbral mínimo 20 puntos.	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN OTORGADA
LOTE	76	SU.PC.SANI.04.02.70.200001	E79875	ENDOPROTESIS NO CUBIERTAS AUTOEXPANDIBLE-Introductor 2:(0-6];Diseño del stent 2:Anillos de nitinol cortados a laser;Diseño catéter 2:Triaxial;Guia 2:[0.035-0.035];Recubrimiento de malla 2:No;Sistema de liberación 2:Rueda;	MEDTRONIC IBÉRICA S.A	E79875	MULTIPLES REFERENCIAS VER ANEXO II-A	MULTIPLES CIP VER ANEXO II-A	10	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad. Sistema triaxial con buena precisión despliegue con longitudes de catéteres que permiten trabajar desde distintos abordajes
LOTE	77	SU.PC.SANI.04.02.90.000007	F29183	ENDOPRÓTESIS AÓRTICA TORÁCICA CUBIERTA EXPANDIBLE POR BALÓN-MATERIAL 2:Cromo-Cobalto;	LEXEL, S.L	F29183	MULTIPLES REFERENCIAS VER ANEXO II-A	MULTIPLES CIP VER ANEXO II-A	10	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad.
LOTE	78	SU.PC.SANI.04.02.70.300001	F32145	ENDOPROTESIS CUBIERTAS EXPANDIBLES POR BALON < ó = 5.8cm-Introductor 2:(0-6];Guia 2:[0.035-0.035];IMPREGNACIÓN 2:Sin Impregnación;	BARD DE ESPAÑA, S.L.U	F32145	MULTIPLES REFERENCIAS VER ANEXO II-A	MULTIPLES CIP VER ANEXO II-A	5	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y presenta alguna mejora poco significativa.
LOTE	78	SU.PC.SANI.04.02.70.300001	F32145	ENDOPROTESIS CUBIERTAS EXPANDIBLES POR BALON < ó = 5.8cm-Introductor 2:(0-6];Guia 2:[0.035-0.035];IMPREGNACIÓN 2:Sin Impregnación;	JOTEC CARDIOVASCULAR,S.L	F32145 E80267	MULTIPLES REFERENCIAS VER ANEXO II-A	MULTIPLES CIP VER ANEXO II-A	5	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y presenta alguna mejora poco significativa.

AGRUP	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	LICITADORES	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	REFERENCIA	CIP OFERTADO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS VALORACION FUNCIONAL DEL PRODUCTO (0-40 Puntos) Umbral mínimo 20 puntos.	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN OTORGADA
LOTE	78	SU.PC.SANI.04.02.70.300001	F32145	ENDOPROTESIS CUBIERTAS EXPANDIBLES POR BALON < ó = 5.8cm-Introductor 2:(0-6];Guia 2:[0.035-0.035];IMPREGNACIÓN 2:Sin Impregnación;	LEXEL, S.L	F32145	MULTIPLES REFERENCIAS VER ANEXO II-A	MULTIPLES CIP VER ANEXO II-A	10	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad. Flexibilidad, navegabilidad, gran resistencia a fuerzas de cizallamiento.
LOTE	79	SU.PC.SANI.04.02.70.300001	F32144	ENDOPROTESIS CUBIERTAS EXPANDIBLES POR BALON < ó = 5.8cm-Introductor 2:(6-16];Guia 2:[0.035-0.035];IMPREGNACIÓN 2:Sin Impregnación;	BARD DE ESPAÑA, S.L.U	F32144	MULTIPLES REFERENCIAS VER ANEXO II-A	MULTIPLES CIP VER ANEXO II-A	5	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y presenta alguna mejora poco significativa.
LOTE	79	SU.PC.SANI.04.02.70.300001	F32144	ENDOPROTESIS CUBIERTAS EXPANDIBLES POR BALON < ó = 5.8cm-Introductor 2:(6-16];Guia 2:[0.035-0.035];IMPREGNACIÓN 2:Sin Impregnación;	JOTEC CARDIOVASCULAR,S.L	F32144 E80224	91BX1809L-00 91BX3710L-00 91BX2709L-00 91BX3709L-00 91BX5710L-00 91BX5709L-00 91BX1810L-00 91BX2710L-00	100090206989 100090207090 100090215879 100090215970 100090216081 100090217091 100090217192 100090217293	15	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad, compatibilidad y/o facilidad de uso. Flexibilidad, navegabilidad, gran resistencia a fuerzas de cizallamiento
LOTE	79	SU.PC.SANI.04.02.70.300001	F32144	ENDOPROTESIS CUBIERTAS EXPANDIBLES POR BALON < ó = 5.8cm-Introductor 2:(6-16];Guia 2:[0.035-0.035];IMPREGNACIÓN 2:Sin Impregnación;	LEXEL, S.L	F32144	MULTIPLES REFERENCIAS VER ANEXO II-A	MULTIPLES CIP VER ANEXO II-A	5	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y presenta alguna mejora poco significativa.

AGRUP	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	LICITADORES	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	REFERENCIA	CIP OFERTADO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS VALORACION FUNCIONAL DEL PRODUCTO (0-40 Puntos) Umbral mínimo 20 puntos.	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN OTORGADA
LOTE	80	SU.PC.SANI.04.02.70.200003	F32747	ENDOPROTESIS NO CUBIERTAS AUTOEXPANDIBLE PARA VENAS-Introductor 2:(6-16];Diseño del stent 2:Anillos de nitinol cortados a laser;Guia 2:[0.035-0.035];Diseño catéter 2:Coaxial;Recubrimiento de malla 2:No;Sistema de liberación 2:Pull-back;	SIN OFERTAS					
LOTE	81	SU.PC.SANI.04.02.70.200003	F32143	ENDOPROTESIS NO CUBIERTAS AUTOEXPANDIBLE PARA VENAS-Diseño del stent 2:Anillos de nitinol cortados a laser;Introductor 2:(6-16];Diseño catéter 2:Triaxial;Guia 2:[0.035-0.035];Recubrimiento de malla 2:No;Sistema de liberación 2:Rueda;	MEDTRONIC IBÉRICA S.A	F32143	MULTIPLES REFERENCIAS VER ANEXO II-A	MULTIPLES CIP VER ANEXO II-A	10	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad.

Almería, 28 de octubre de 2.020.

AGRUP	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	LICITADORES	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	REFERENCIA	CIP OFERTADO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS VALORACION FUNCIONAL DEL PRODUCTO (0-40 Puntos) Umbral mínimo 20 puntos.	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN OTORGADA
LOTE	82	SU.PC.SANI.04.02.70.200003	F40667	ENDOPROTESIS NO CUBIERTAS AUTOEXPANDIBLE PARA VENAS-Diseño del stent 2:Anillos de nitinol cortados a laser;Introductor 2:(6-16];Diseño catéter 2:Triaxial;Guia 2:[0.035-0.035];Sistema de liberación 2:Dos ruedas;Recubrimiento de malla 2:No;	BARD DE ESPAÑA, S.L.U	F40667	MULTIPLES REFERENCIAS VER ANEXO II-A	MULTIPLES CIP VER ANEXO II-A	10	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad.
LOTE	83	SU.PC.SANI.04.02.70.100001	E80294	ENDOPROTESIS NO CUBIERTAS EXPANDIBLES POR BALON PREMONTADO-MATERIAL 2:Cromo cobalto;Introductor 2:(0-6];Guia 2:[0.035-0.035];	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A	E80294	MULTIPLES REFERENCIAS VER ANEXO II-A	MULTIPLES CIP VER ANEXO II-A	5	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y presenta alguna mejora poco significativa.
LOTE	83	SU.PC.SANI.04.02.70.100001	E80294	ENDOPROTESIS NO CUBIERTAS EXPANDIBLES POR BALON PREMONTADO-MATERIAL 2:Cromo cobalto;Introductor 2:(0-6];Guia 2:[0.035-0.035];	BOSTON SCIENTIFIC	E80294	MULTIPLES REFERENCIAS VER ANEXO II-A	MULTIPLES CIP VER ANEXO II-A	5	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y presenta alguna mejora poco significativa.
LOTE	83	SU.PC.SANI.04.02.70.100001	E80294	ENDOPROTESIS NO CUBIERTAS EXPANDIBLES POR BALON PREMONTADO-MATERIAL 2:Cromo cobalto;Introductor 2:(0-6];Guia 2:[0.035-0.035];	LEXEL, S.L	E80294	MULTIPLES REFERENCIAS VER ANEXO II-A	MULTIPLES CIP VER ANEXO II-A	5	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y presenta alguna mejora poco significativa.

AGRUP	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	LICITADORES	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	REFERENCIA	CIP OFERTADO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS VALORACION FUNCIONAL DEL PRODUCTO (0-40 Puntos) Umbral mínimo 20 puntos.	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN OTORGADA
LOTE	83	SU.PC.SANI.04.02.70.100001	E80294	ENDOPROTESIS NO CUBIERTAS EXPANDIBLES POR BALON PREMONTADO-MATERIAL 2:Cromo cobalto;Introductor 2:(0-6];Guia 2:[0.035-0.035];	PRIM, S.A	E80294 E79965	MULTIPLES REFERENCIAS VER ANEXO II-A	MULTIPLES CIP VER ANEXO II-A	10	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad. Recubrimiento de carbofilm, menos estimulante de la hiperplasia.
LOTE	84	SU.PC.SANI.04.02.70.200001	E79965	ENDOPROTESIS NO CUBIERTAS AUTOEXPANDIBLE-Introductor 2:(0-6];Diseño del stent 2:Anillos de nitinol cortados a laser;Guia 2:[0.035-0.035];Diseño catéter 2:Coaxial;Sistema de liberación 2:Pull-back;Recubrimiento de malla 2:Si;	PRIM, S.A	E79965 E89965	MULTIPLES REFERENCIAS VER ANEXO II-A	MULTIPLES CIP VER ANEXO II-A	10	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad.
LOTE	85	SU.PC.SANI.04.02.70.400004	E89965	ENDOPROTESIS VASCULAR PERIFERICA LIBERADORA DE DROGAS-MATERIAL 2:Aleación metálica;SUSTANCIA LIBERADA 2:Amphilimus (Sirolimus+Acidos grasos);Introductor 2:(0-6];DISEÑO CATETER 2:Monorrail;Guia 2:[0.014-0.014];Sistema de liberación 2:Expandible por balón;	PRIM, S.A	E89965	MULTIPLES REFERENCIAS VER ANEXO II-A	MULTIPLES CIP VER ANEXO II-A	10	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad.

Almería, 28 de octubre de 2.020.

AGRUP	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	LICITADORES	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	REFERENCIA	CIP OFERTADO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS VALORACION FUNCIONAL DEL PRODUCTO (0-40 Puntos) Umbral mínimo 20 puntos.	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN OTORGADA
LOTE	86	SU.PC.SANI.04.02.70.300001	F39005	ENDOPROTESIS CUBIERTAS EXPANDIBLES POR BALON < ó = 5.8cm-Introductor 2:(6-16];Guia 2:[0.035-0.035];IMPREGNACIÓN 2:Heparina;	W.L. GORE Y ASOCIADOS, S.L	F39005	MULTIPLES REFERENCIAS VER ANEXO II-A	MULTIPLES CIP VER ANEXO II-A	10	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad.
LOTE	87	SU.PC.SANI.04.02.70.300004	F40561	ENDOPROTESIS CUBIERTAS EXPANDIBLES POR BALON > 5.8cm-Introductor 2:(6-16];Guia 2:[0.035-0.035];IMPREGNACIÓN 2:Heparina;	W.L. GORE Y ASOCIADOS, S.L	F40561	MULTIPLES REFERENCIAS VER ANEXO II-A	MULTIPLES CIP VER ANEXO II-A	10	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad.
LOTE	88	SU.PC.SANI.04.02.70.400000	E86339	ENDOPROTESIS CUBIERTAS AUTOEXPANDIBLES LONG <120mm-MATERIAL 2:Aleación metálica con recubrimiento;LONGITUD:(70-100];Introductor 2:(0-6];IMPREGNACION 2:Heparina;Guia 2:[0.035-0.035];Sistema de liberación 2:Rueda;	**SIN OFERTAS**					
LOTE	89	SU.PC.SANI.04.02.70.400000	E92388	ENDOPROTESIS CUBIERTAS AUTOEXPANDIBLES LONG <120mm-MATERIAL 2:Aleación metálica con recubrimiento;LONGITUD:[10-40];Introductor 2:(0-6];IMPREGNACION 2:Heparina;Guia 2:[0.035-0.035];Sistema de liberación 2:Rueda;	**SIN OFERTAS**					

AGRUP	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	LICITADORES	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	REFERENCIA	CIP OFERTADO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS VALORACION FUNCIONAL DEL PRODUCTO (0-40 Puntos) Umbral mínimo 20 puntos.	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN OTORGADA
LOTE	90	SU.PC.SANI.04.02.70.400000	E93707	ENDOPROTESIS CUBIERTAS AUTOEXPANDIBLES LONG <120mm-MATERIAL 2:Aleación metálica con recubrimiento;Introductor 2:(6-16];LONGITUD:(70-100];IMPREGNACION 2:Heparina;Guia 2:[0.035-0.035];Sistema de liberación 2:Rueda;	SIN OFERTAS					
LOTE	91	SU.PC.SANI.04.02.70.400000	E95315	ENDOPROTESIS CUBIERTAS AUTOEXPANDIBLES LONG <120mm-MATERIAL 2:Aleación metálica con recubrimiento;IMPREGNACION 2:Heparina;LONGITUD:[10-40];Introductor 2:(6-16];Guia 2:[0.035-0.035];Sistema de liberación 2:Rueda;	SIN OFERTAS					
LOTE	92	SU.PC.SANI.04.02.70.400000	E98066	ENDOPROTESIS CUBIERTAS AUTOEXPANDIBLES LONG <120mm-MATERIAL 2:Aleación metálica con recubrimiento;IMPREGNACION 2:Heparina;LONGITUD:(40-70];Introductor 2:(0-6];Guia 2:[0.035-0.035];Sistema de liberación 2:Rueda;	SIN OFERTAS					

AGRUP	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	LICITADORES	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	REFERENCIA	CIP OFERTADO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS VALORACION FUNCIONAL DEL PRODUCTO (0-40 Puntos) Umbral mínimo 20 puntos.	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN OTORGADA
LOTE	93	SU.PC.SANI.04.02.70.400000	F00683	ENDOPROTESIS CUBIERTAS AUTOEXPANDIBLES LONG <120mm-MATERIAL 2:Aleación metálica con recubrimiento;Introductor 2:(6-16];LONGITUD:(40-70];IMPREGNACION 2:Heparina;Guia 2:[0.035-0.035];Sistema de liberación 2:Rueda;	SIN OFERTAS					
LOTE	94	SU.PC.SANI.04.02.70.400000	F21897	ENDOPROTESIS CUBIERTAS AUTOEXPANDIBLES LONG <120mm-MATERIAL 2:Aleación metálica con recubrimiento;Introductor 2:(6-16];IMPREGNACION 2:Heparina;LONGITUD:[10-40];Guia 2:[0.035-0.035];Sistema de liberación 2:Cordon liberador;	W.L. GORE Y ASOCIADOS, S.L	F21897	PAHR050202E PAHR060202E PAHR070202E PAHR080202E	100106132646 100106133151 100106133353 100106123756	10	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad.
LOTE	95	SU.PC.SANI.04.02.70.400000	E86759	ENDOPROTESIS CUBIERTAS AUTOEXPANDIBLES LONG <120mm-MATERIAL 2:Aleación metálica con recubrimiento;Introductor 2:(6-16];IMPREGNACION 2:Heparina;LONGITUD:(40-70];Guia 2:[0.035-0.035];Sistema de liberación 2:Cordon liberador;	W.L. GORE Y ASOCIADOS, S.L	E86759	PAH090502E PAH100502E PAH110502E PAH130502E PAHR050502E PAHR060502E PAHR070502E PAHR080502E	100105793318 100105793510 100105793712 100105793914 100106132747 100106123150 100106123554 100106123958	10	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad.

Almería, 28 de octubre de 2.020.

AGRUP	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	LICITADORES	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	REFERENCIA	CIP OFERTADO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS VALORACION FUNCIONAL DEL PRODUCTO (0-40 Puntos) Umbral mínimo 20 puntos.	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN OTORGADA
LOTE	96	SU.PC.SANI.04.02.70.400000	E86756	ENDOPROTESIS CUBIERTAS AUTOEXPANDIBLES LONG <120mm-MATERIAL 2:Aleación metálica con recubrimiento;LONGITUD:(70-100];IMPREGNACION 2:Heparina;Introductor 2:(6-16];Guia 2:[0.035-0.035];Sistema de liberación 2:Cordon liberador;	W.L. GORE Y ASOCIADOS, S.L	E86756	PAH091002E PAH101002E PAH111002E PAH131002E PAHR051002E PAHR061002E PAHR071002E PAHR081002E	100105793419 100105793611 100105793813 100105794025 100106132949 100106133252 100106133454 100106124160	10	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad.
LOTE	97	SU.PC.SANI.04.02.70.400002	E92859	ENDOPROTESIS CUBIERTA AUTOEXPANDIBLE LONG >120mm-MATERIAL 2:Aleación metálica con recubrimiento;IMPREGNACION 2:Heparina;LONGITUD:(120-150];Introductor 2:(6-16];Guia 2:[0.035-0.035];Sistema de liberación 2:Cordon liberador;	W.L. GORE Y ASOCIADOS, S.L	E92859	PAH091502E PAH101502E PAHR051502E PAHR061502E PAHR071502E PAHR081502E	100106143859 100106143950 100106152941 100106144162 100106144364 100106144667	10	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad.
LOTE	98	SU.PC.SANI.04.02.70.400002	F19528	ENDOPROTESIS CUBIERTA AUTOEXPANDIBLE LONG >120mm-MATERIAL 2:Aleación metálica con recubrimiento;LONGITUD:(150-250];Introductor 2:(6-16];IMPREGNACION 2:Heparina;Guia 2:[0.035-0.035];Sistema de liberación 2:Cordon liberador;	W.L. GORE Y ASOCIADOS, S.L	F19528	PAHR052502E PAHR062502E PAHR072502E PAHR082502E	100106153052 100106144263 100106144465 100106153254	10	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad.

AGRUP	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	LICITADORES	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	REFERENCIA	CIP OFERTADO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS VALORACION FUNCIONAL DEL PRODUCTO (0-40 Puntos) Umbral mínimo 20 puntos.	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN OTORGADA
LOTE	99	SU.PC.SANI.04.02.70.400000	E89566	ENDOPROTESIS CUBIERTAS AUTOEXPANDIBLES LONG <120mm-MATERIAL 2:Aleación metálica con recubrimiento;LONGITUD:[10-40];Introductor 2:(6-16];IMPREGNACION 2:Heparina;Guia 2:[0.018-0.018];Sistema de liberación 2:Cordon liberador;	W.L. GORE Y ASOCIADOS, S.L	E89566	PAJR050202E PAJR060202E PAJR070202E PAJR080202E	100106133656 100106142647 100106142849 100106143051	10	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad.
LOTE	100	SU.PC.SANI.04.02.70.400000	E86760	ENDOPROTESIS CUBIERTAS AUTOEXPANDIBLES LONG <120mm-MATERIAL 2:Aleación metálica con recubrimiento;LONGITUD:(40-70];Introductor 2:(6-16];IMPREGNACION 2:Heparina;Guia 2:[0.018-0.018];Sistema de liberación 2:Cordon liberador;	W.L. GORE Y ASOCIADOS, S.L	E86760	PAJR050502E PAJR060502E PAJR070502E PAJR080502E	100106142445 100106142748 100106133858 100106143152	10	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad.
LOTE	101	SU.PC.SANI.04.02.70.400000	E86757	ENDOPROTESIS CUBIERTAS AUTOEXPANDIBLES LONG <120mm-MATERIAL 2:Aleación metálica con recubrimiento;LONGITUD:(70-100];IMPREGNACION 2:Heparina;Introductor 2:(6-16];Guia 2:[0.018-0.018];Sistema de liberación 2:Cordon liberador;	W.L. GORE Y ASOCIADOS, S.L	E86757	PAJR051002E PAJR061002E PAJR071002E PAJR081002E	100106142546 100106133757 100106142940 100106143253	10	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad.

AGRUP	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	LICITADORES	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	REFERENCIA	CIP OFERTADO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS VALORACION FUNCIONAL DEL PRODUCTO (0-40 Puntos) Umbral mínimo 20 puntos.	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN OTORGADA
LOTE	102	SU.PC.SANI.04.02.70.400002	E86755	ENDOPROTESIS CUBIERTA AUTOEXPANDIBLE LONG >120mm-MATERIAL 2:Aleación metálica con recubrimiento;IMPREGNACION 2:Heparina;LONGITUD:(120-150];Introductor 2:(6-16];Guia 2:[0.018-0.018];Sistema de liberación 2:Cordon liberador;	W.L. GORE Y ASOCIADOS, S.L	E86755	PAJR051502E PAJR061502E PAJR071502E PAJR081502E	100106144768 100106144869 100106144960 100106153557	10	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad.
LOTE	103	SU.PC.SANI.04.02.70.400002	E99826	ENDOPROTESIS CUBIERTA AUTOEXPANDIBLE LONG >120mm-MATERIAL 2:Aleación metálica con recubrimiento;IMPREGNACION 2:Heparina;Introductor 2:(6-16];LONGITUD:(150-250];Guia 2:[0.018-0.018];Sistema de liberación 2:Cordon liberador;	W.L. GORE Y ASOCIADOS, S.L	E99826	PAJR052502E PAJR062502E PAJR072502E PAJR082502E	100106145071 100106145172 100106153355 100106153456	10	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad.
LOTE	104	SU.PC.SANI.01.20.02.000011	E91679	CATETER ATP COAXIAL VASCULAR PERIFERICO PEQUEÑOS VASOS (balon Ø de 1 a 4 mm.)-2 - CONICIDAD DEL BALON:si;2 - LONGITUD DEL CATÉTER:> 100cm;2 - DISTENSIBILIDAD DEL BALÓN:Semidistensible;2 - GUIA:0.018";2 - COMPATIBILIDAD DEL INTRODUCTOR:< ó = 4;	BARD DE ESPAÑA, S.L.U	E91679	MULTIPLES REFERENCIAS VER ANEXO II-A	MULTIPLES CIP VER ANEXO II-A	10	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad.

AGRUP	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	LICITADORES	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	REFERENCIA	CIP OFERTADO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS VALORACION FUNCIONAL DEL PRODUCTO (0-40 Puntos) Umbral mínimo 20 puntos.	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN OTORGADA
LOTE	105	SU.PC.SANI.01.20.02.000011	E92043	CATETER ATP COAXIAL VASCULAR PERIFERICO PEQUEÑOS VASOS (balon Ø de 1 a 4 mm.)-2 - CONICIDAD DEL BALON:no;2 - LONGITUD DEL CATÉTER:> 100cm;2 - DISTENSIBILIDAD DEL BALÓN:Semidistensible;2 - GUIA:0.018";2 - COMPATIBILIDAD DEL INTRODUCTOR:< ó = 4;	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A	E92043	MULTIPLES REFERENCIAS VER ANEXO II-A	MULTIPLES CIP VER ANEXO II-A	5	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y presenta alguna mejora poco significativa.
LOTE	105	SU.PC.SANI.01.20.02.000011	E92043	CATETER ATP COAXIAL VASCULAR PERIFERICO PEQUEÑOS VASOS (balon Ø de 1 a 4 mm.)-2 - CONICIDAD DEL BALON:no;2 - LONGITUD DEL CATÉTER:> 100cm;2 - DISTENSIBILIDAD DEL BALÓN:Semidistensible;2 - GUIA:0.018";2 - COMPATIBILIDAD DEL INTRODUCTOR:< ó = 4;	BIOTRONIK SPAIN, S.A	E92043	MULTIPLES REFERENCIAS VER ANEXO II-A	MULTIPLES CIP VER ANEXO II-A	10	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad. Navegabilidad, tiempos de llenado y vaciado rápidos, amplio abánico de longitudes de balón y catéter.

Almería, 28 de octubre de 2.020.

AGRUP	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	LICITADORES	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	REFERENCIA	CIP OFERTADO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS VALORACION FUNCIONAL DEL PRODUCTO (0-40 Puntos) Umbral mínimo 20 puntos.	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN OTORGADA
LOTE	105	SU.PC.SANI.01.20.02.000011	E92043	CATETER ATP COAXIAL VASCULAR PERIFERICO PEQUEÑOS VASOS (balon Ø de 1 a 4 mm.)-2 - CONICIDAD DEL BALON:no;2 - LONGITUD DEL CATÉTER:> 100cm;2 - DISTENSIBILIDAD DEL BALÓN:Semidistensible;2 - GUIA:0.018";2 - COMPATIBILIDAD DEL INTRODUCTOR:< ó = 4;	BOSTON SCIENTIFIC	E92043	MULTIPLES REFERENCIAS VER ANEXO II-A	MULTIPLES CIP VER ANEXO II-A	5	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y presenta alguna mejora poco significativa.
LOTE	105	SU.PC.SANI.01.20.02.000011	E92043	CATETER ATP COAXIAL VASCULAR PERIFERICO PEQUEÑOS VASOS (balon Ø de 1 a 4 mm.)-2 - CONICIDAD DEL BALON:no;2 - LONGITUD DEL CATÉTER:> 100cm;2 - DISTENSIBILIDAD DEL BALÓN:Semidistensible;2 - GUIA:0.018";2 - COMPATIBILIDAD DEL INTRODUCTOR:< ó = 4;	WORLD MEDICA	E92043	MULTIPLES REFERENCIAS VER ANEXO II-A	MULTIPLES CIP VER ANEXO II-A	5	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y presenta alguna mejora poco significativa.

AGRUP	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	LICITADORES	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	REFERENCIA	CIP OFERTADO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS VALORACION FUNCIONAL DEL PRODUCTO (0-40 Puntos) Umbral mínimo 20 puntos.	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN OTORGADA
LOTE	106	SU.PC.SANI.01.20.02.000011	E92045	CATETER ATP COAXIAL VASCULAR PERIFERICO PEQUEÑOS VASOS (balon Ø de 1 a 4 mm.)-2 - CONICIDAD DEL BALON:no;2 - LONGITUD DEL CATÉTER:> 100cm;2 - DISTENSIBILIDAD DEL BALÓN:Semidistensible;2 - GUIA:0.014";2 - COMPATIBILIDAD DEL INTRODUCTOR:< ó = 4;	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A	E92045	MULTIPLES REFERENCIAS VER ANEXO II-A	MULTIPLES CIP VER ANEXO II-A	5	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y presenta alguna mejora poco significativa.
LOTE	106	SU.PC.SANI.01.20.02.000011	E92045	CATETER ATP COAXIAL VASCULAR PERIFERICO PEQUEÑOS VASOS (balon Ø de 1 a 4 mm.)-2 - CONICIDAD DEL BALON:no;2 - LONGITUD DEL CATÉTER:> 100cm;2 - DISTENSIBILIDAD DEL BALÓN:Semidistensible;2 - GUIA:0.014";2 - COMPATIBILIDAD DEL INTRODUCTOR:< ó = 4;	BIOTRONIK SPAIN, S.A	E92045	MULTIPLES REFERENCIAS VER ANEXO II-A	MULTIPLES CIP VER ANEXO II-A	15	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad, compatibilidad y/o facilidad de uso. Navegabilidad, tiempos de llenado y vaciado rápidos, amplio abánico de longitudes de balón y catéter.

Almería, 28 de octubre de 2.020.

AGRUP	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	LICITADORES	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	REFERENCIA	CIP OFERTADO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS VALORACION FUNCIONAL DEL PRODUCTO (0-40 Puntos) Umbral mínimo 20 puntos.	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN OTORGADA
LOTE	106	SU.PC.SANI.01.20.02.000011	E92045	CATETER ATP COAXIAL VASCULAR PERIFERICO PEQUEÑOS VASOS (balon Ø de 1 a 4 mm.)-2 - CONICIDAD DEL BALON:no;2 - LONGITUD DEL CATÉTER:> 100cm;2 - DISTENSIBILIDAD DEL BALÓN:Semidistensible;2 - GUIA:0.014";2 - COMPATIBILIDAD DEL INTRODUCTOR:< ó = 4;	BOSTON SCIENTIFIC	E92045	MULTIPLES REFERENCIAS VER ANEXO II-A	MULTIPLES CIP VER ANEXO II-A	5	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y presenta alguna mejora poco significativa.
LOTE	107	SU.PC.SANI.01.20.02.000011	E92199	CATETER ATP COAXIAL VASCULAR PERIFERICO PEQUEÑOS VASOS (balon Ø de 1 a 4 mm.)-2 - CONICIDAD DEL BALON:no;2 - LONGITUD DEL CATÉTER:< o = 100cm;2 - DISTENSIBILIDAD DEL BALÓN:Semidistensible;2 - GUIA:0.014";2 - COMPATIBILIDAD DEL INTRODUCTOR:< ó = 4;	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A	E92199	MULTIPLES REFERENCIAS VER ANEXO II-A	MULTIPLES CIP VER ANEXO II-A	5	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y presenta alguna mejora poco significativa.

Almería, 28 de octubre de 2.020.

AGRUP	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	LICITADORES	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	REFERENCIA	CIP OFERTADO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS VALORACION FUNCIONAL DEL PRODUCTO (0-40 Puntos) Umbral mínimo 20 puntos.	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN OTORGADA
LOTE	107	SU.PC.SANI.01.20.02.000011	E92199	CATETER ATP COAXIAL VASCULAR PERIFERICO PEQUEÑOS VASOS (balon Ø de 1 a 4 mm.)-2 - CONICIDAD DEL BALON:no;2 - LONGITUD DEL CATÉTER:< o = 100cm;2 - DISTENSIBILIDAD DEL BALÓN:Semidistensible;2 - GUIA:0.014";2 - COMPATIBILIDAD DEL INTRODUCTOR:< ó = 4;	BOSTON SCIENTIFIC	E92199	MULTIPLES REFERENCIAS VER ANEXO II-A	MULTIPLES CIP VER ANEXO II-A	5	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y presenta alguna mejora poco significativa.
	107	SU.PC.SANI.01.20.02.000011	E92199	CATETER ATP COAXIAL VASCULAR PERIFERICO PEQUEÑOS VASOS (balon Ø de 1 a 4 mm.)-2 - CONICIDAD DEL BALON:no;2 - LONGITUD DEL CATÉTER:< o = 100cm;2 - DISTENSIBILIDAD DEL BALÓN:Semidistensible;2 - GUIA:0.014";2 - COMPATIBILIDAD DEL INTRODUCTOR:< ó = 4;	CARDIVA 2, S.L	E92199	MULTIPLES REFERENCIAS VER ANEXO II-A	MULTIPLES CIP VER ANEXO II-A	15	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad, compatibilidad y/o facilidad de uso. Navegabilidad, tiempos de llenado y vaciado rápidos, amplio abánico de longitudes de balón y catéter. Perfil de 1,5 mm incluido.

AGRUP	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	LICITADORES	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	REFERENCIA	CIP OFERTADO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS VALORACION FUNCIONAL DEL PRODUCTO (0-40 Puntos) Umbral mínimo 20 puntos.	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN OTORGADA
LOTE	108	SU.PC.SANI.01.20.02.000011	E92561	CATETER ATP COAXIAL VASCULAR PERIFERICO PEQUEÑOS VASOS (balon Ø de 1 a 4 mm.)-2 - CONICIDAD DEL BALON:no;2 - LONGITUD DEL CATÉTER:> 100cm;2 - DISTENSIBILIDAD DEL BALÓN:Semidistensible;2 - GUIA:0.035";2 - COMPATIBILIDAD DEL INTRODUCTOR:5;	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A	E92561	MULTIPLES REFERENCIAS VER ANEXO II-A	MULTIPLES CIP VER ANEXO II-A	5	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y presenta alguna mejora poco significativa.
LOTE	108	SU.PC.SANI.01.20.02.000011	E92561	CATETER ATP COAXIAL VASCULAR PERIFERICO PEQUEÑOS VASOS (balon Ø de 1 a 4 mm.)-2 - CONICIDAD DEL BALON:no;2 - LONGITUD DEL CATÉTER:> 100cm;2 - DISTENSIBILIDAD DEL BALÓN:Semidistensible;2 - GUIA:0.035";2 - COMPATIBILIDAD DEL INTRODUCTOR:5;	BIOTRONIK SPAIN, S.A	E92561	MULTIPLES REFERENCIAS VER ANEXO II-A	MULTIPLES CIP VER ANEXO II-A	10	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad. Navegabilidad, tiempos de llenado y vaciado rápidos, amplio abánico de longitudes de balón y catéter. Recubrimiento patchWork antideslizamiento.

Almería, 28 de octubre de 2.020.

AGRUP	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	LICITADORES	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	REFERENCIA	CIP OFERTADO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS VALORACION FUNCIONAL DEL PRODUCTO (0-40 Puntos) Umbral mínimo 20 puntos.	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN OTORGADA
LOTE	108	SU.PC.SANI.01.20.02.000011	E92561	CATETER ATP COAXIAL VASCULAR PERIFERICO PEQUEÑOS VASOS (balon Ø de 1 a 4 mm.)-2 - CONICIDAD DEL BALON:no;2 - LONGITUD DEL CATÉTER:> 100cm;2 - DISTENSIBILIDAD DEL BALÓN:Semidistensible;2 - GUIA:0.035";2 - COMPATIBILIDAD DEL INTRODUCTOR:5;	WORLD MEDICA	E92561	MULTIPLES REFERENCIAS VER ANEXO II-A	MULTIPLES CIP VER ANEXO II-A	5	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y presenta alguna mejora poco significativa.
LOTE	109	SU.PC.SANI.01.20.02.000011	E94389	CATETER ATP COAXIAL VASCULAR PERIFERICO PEQUEÑOS VASOS (balon Ø de 1 a 4 mm.)-2 - CONICIDAD DEL BALON:no;2 - LONGITUD DEL CATÉTER:> 100cm;2 - DISTENSIBILIDAD DEL BALÓN:Semidistensible;2 - GUIA:0.018";2 - COMPATIBILIDAD DEL INTRODUCTOR:5;	**SIN OFERTAS**					

Almería, 28 de octubre de 2.020.

AGRUP	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	LICITADORES	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	REFERENCIA	CIP OFERTADO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS VALORACION FUNCIONAL DEL PRODUCTO (0-40 Puntos) Umbral mínimo 20 puntos.	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN OTORGADA
LOTE	110	SU.PC.SANI.01.20.02.000011	E95288	CATETER ATP COAXIAL VASCULAR PERIFERICO PEQUEÑOS VASOS (balon Ø de 1 a 4 mm.)-2 - CONICIDAD DEL BALON:no;2 - LONGITUD DEL CATÉTER:> 100cm;2 - DISTENSIBILIDAD DEL BALÓN:No distensible;2 - GUIA:0.035";2 - COMPATIBILIDAD DEL INTRODUCTOR:5;	SIN OFERTAS					
LOTE	111	SU.PC.SANI.01.20.02.041000	E91682	CATETER ATP COAXIAL VASCULAR PERIFERICO VASOS ESTANDAR (balon Ø de 5 a 13mm.)-2 - CONICIDAD DEL BALON:si;2 - LONGITUD DEL CATÉTER:> 100cm;2 - DISTENSIBILIDAD DEL BALÓN:Semidistensible;2 - GUIA:0.018";2 - COMPATIBILIDAD DEL INTRODUCTOR:< ó = 4;	COOK ESPAÑA, S.A	E91682 F24524 F47549 F47549	MULTIPLES REFERENCIAS VER ANEXO II-A	MULTIPLES CIP VER ANEXO II-A	15	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad, compatibilidad y/o facilidad de uso.

Almería, 28 de octubre de 2.020.

AGRUP	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	LICITADORES	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	REFERENCIA	CIP OFERTADO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS VALORACION FUNCIONAL DEL PRODUCTO (0-40 Puntos) Umbral mínimo 20 puntos.	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN OTORGADA
LOTE	111	SU.PC.SANI.01.20.02.041000	E91682	CATETER ATP COAXIAL VASCULAR PERIFERICO VASOS ESTANDAR (balon Ø de 5 a 13mm.)-2 - CONICIDAD DEL BALON:si;2 - LONGITUD DEL CATÉTER:> 100cm;2 - DISTENSIBILIDAD DEL BALÓN:Semidistensible;2 - GUIA:0.018";2 - COMPATIBILIDAD DEL INTRODUCTOR:< ó = 4;	MERIT MEDICAL	E91682	A18060100150 A18060040150 A18060080150 A18070100150	100123855069 100123884759 100123885062 100124116006	10	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad.
LOTE	112	SU.PC.SANI.01.20.02.041000	E92562	CATETER ATP COAXIAL VASCULAR PERIFERICO VASOS ESTANDAR (balon Ø de 5 a 13mm.)-2 - CONICIDAD DEL BALON:no;2 - LONGITUD DEL CATÉTER:> 100cm;2 - DISTENSIBILIDAD DEL BALÓN:Semidistensible;2 - GUIA:0.035";2 - COMPATIBILIDAD DEL INTRODUCTOR:> ó = 6;	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A	E92562	MULTIPLES REFERENCIAS VER ANEXO II-A	MULTIPLES CIP VER ANEXO II-A	5	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y presenta alguna mejora poco significativa.

Almería, 28 de octubre de 2.020.

AGRUP	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	LICITADORES	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	REFERENCIA	CIP OFERTADO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS VALORACION FUNCIONAL DEL PRODUCTO (0-40 Puntos) Umbral mínimo 20 puntos.	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN OTORGADA
LOTE	112	SU.PC.SANI.01.20.02.041000	E92562	CATETER ATP COAXIAL VASCULAR PERIFERICO VASOS ESTANDAR (balon Ø de 5 a 13mm.)-2 - CONICIDAD DEL BALON:no;2 - LONGITUD DEL CATÉTER:> 100cm;2 - DISTENSIBILIDAD DEL BALÓN:Semidistensible ;2 - GUIA:0.035";2 - COMPATIBILIDAD DEL INTRODUCTOR:> ó = 6;	BIOTRONIK SPAIN, S.A	E92562	MULTIPLES REFERENCIAS VER ANEXO II-A	MULTIPLES CIP VER ANEXO II-A	10	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad. Buena navegabilidad y flexibilidad.
LOTE	113	SU.PC.SANI.01.20.02.041000	E92603	CATETER ATP COAXIAL VASCULAR PERIFERICO VASOS ESTANDAR (balon Ø de 5 a 13mm.)-2 - CONICIDAD DEL BALON:no;2 - LONGITUD DEL CATÉTER:< o = 100cm;2 - DISTENSIBILIDAD DEL BALÓN:Semidistensible ;2 - GUIA:0.035";2 - COMPATIBILIDAD DEL INTRODUCTOR:> ó = 6;	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A	E92603	MULTIPLES REFERENCIAS VER ANEXO II-A	MULTIPLES CIP VER ANEXO II-A	10	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad. Buena navegabilidad y flexibilidad.

Almería, 28 de octubre de 2.020.

AGRUP	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	LICITADORES	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	REFERENCIA	CIP OFERTADO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS VALORACION FUNCIONAL DEL PRODUCTO (0-40 Puntos) Umbral mínimo 20 puntos.	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN OTORGADA
LOTE	113	SU.PC.SANI.01.20.02.041000	E92603	CATETER ATP COAXIAL VASCULAR PERIFERICO VASOS ESTANDAR (balon Ø de 5 a 13mm.)-2 - CONICIDAD DEL BALON:no;2 - LONGITUD DEL CATÉTER:< o = 100cm;2 - DISTENSIBILIDAD DEL BALÓN:Semidistensible;2 - GUIA:0.035";2 - COMPATIBILIDAD DEL INTRODUCTOR:> ó = 6;	CARDIVA 2, S.L	E92603	MULTIPLES REFERENCIAS VER ANEXO II-A	MULTIPLES CIP VER ANEXO II-A	5	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y presenta alguna mejora poco significativa.
LOTE	114	SU.PC.SANI.01.20.02.041000	E92683	CATETER ATP COAXIAL VASCULAR PERIFERICO VASOS ESTANDAR (balon Ø de 5 a 13mm.)-2 - CONICIDAD DEL BALON:no;2 - LONGITUD DEL CATÉTER:< o = 100cm;2 - DISTENSIBILIDAD DEL BALÓN:Semidistensible;2 - GUIA:0.035";2 - COMPATIBILIDAD DEL INTRODUCTOR:5;	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A	E92683	MULTIPLES REFERENCIAS VER ANEXO II-A	MULTIPLES CIP VER ANEXO II-A	5	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y presenta alguna mejora poco significativa.
LOTE	114	SU.PC.SANI.01.20.02.041000	E92683	CATETER ATP COAXIAL VASCULAR PERIFERICO VASOS ESTANDAR (balon Ø de 5 a 13mm.)-2 - CONICIDAD DEL BALON:no;2 - LONGITUD DEL CATÉTER:< o = 100cm;2 - DISTENSIBILIDAD DEL BALÓN:Semidistensible;2 - GUIA:0.035";	CARDIVA 2, S.L	E92683	MULTIPLES REFERENCIAS VER ANEXO II-A	MULTIPLES CIP VER ANEXO II-A	10	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad. Buena navegabilidad y flexibilidad.

AGRUP	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	LICITADORES	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	REFERENCIA	CIP OFERTADO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS VALORACION FUNCIONAL DEL PRODUCTO (0-40 Puntos) Umbral mínimo 20 puntos.	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN OTORGADA
LOTE	115	SU.PC.SANI.01.20.02.041000	E93034	CATETER ATP COAXIAL VASCULAR PERIFERICO VASOS ESTANDAR (balon Ø de 5 a 13mm.)-2 - CONICIDAD DEL BALON:no;2 - LONGITUD DEL CATÉTER:> 100cm;2 - DISTENSIBILIDAD DEL BALÓN:Semidistensible ;2 - GUIA:0.018";2 - COMPATIBILIDAD DEL INTRODUCTOR:5;	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A	E93034	MULTIPLES REFERENCIAS VER ANEXO II-A	MULTIPLES CIP VER ANEXO II-A	10	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad.
LOTE	116	SU.PC.SANI.01.20.02.041000	E93076	CATETER ATP COAXIAL VASCULAR PERIFERICO VASOS ESTANDAR (balon Ø de 5 a 13mm.)-2 - CONICIDAD DEL BALON:no;2 - LONGITUD DEL CATÉTER:> 100cm;2 - DISTENSIBILIDAD DEL BALÓN:Semidistensible ;2 - GUIA:0.018";2 - COMPATIBILIDAD DEL INTRODUCTOR:< ó = 4;	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A	E93076	MULTIPLES REFERENCIAS VER ANEXO II-A	MULTIPLES CIP VER ANEXO II-A	5	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y presenta alguna mejora poco significativa.

Almería, 28 de octubre de 2.020.

AGRUP	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	LICITADORES	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	REFERENCIA	CIP OFERTADO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS VALORACION FUNCIONAL DEL PRODUCTO (0-40 Puntos) Umbral mínimo 20 puntos.	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN OTORGADA
LOTE	116	SU.PC.SANI.01.20.02.041000	E93076	CATETER ATP COAXIAL VASCULAR PERIFERICO VASOS ESTANDAR (balon Ø de 5 a 13mm.)-2 - CONICIDAD DEL BALON:no;2 - LONGITUD DEL CATÉTER:> 100cm;2 - DISTENSIBILIDAD DEL BALÓN:Semidistensible;2 - GUIA:0.018";2 - COMPATIBILIDAD DEL INTRODUCTOR:< ó = 4;	BIOTRONIK SPAIN, S.A	E93076	MULTIPLES REFERENCIAS VER ANEXO II-A	MULTIPLES CIP VER ANEXO II-A	10	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad. Buena navegabilidad y flexibilidad.
LOTE	117	SU.PC.SANI.01.20.02.041000	E93174	CATETER ATP COAXIAL VASCULAR PERIFERICO VASOS ESTANDAR (balon Ø de 5 a 13mm.)-2 - CONICIDAD DEL BALON:si;2 - LONGITUD DEL CATÉTER:> 100cm;2 - DISTENSIBILIDAD DEL BALÓN:No distensible;2 - GUIA:0.035";2 - COMPATIBILIDAD DEL INTRODUCTOR:> ó = 6;	**SIN OFERTAS**					

Almería, 28 de octubre de 2.020.

AGRUP	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	LICITADORES	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	REFERENCIA	CIP OFERTADO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS VALORACION FUNCIONAL DEL PRODUCTO (0-40 Puntos) Umbral mínimo 20 puntos.	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN OTORGADA
LOTE	118	SU.PC.SANI.01.20.02.041000	E93179	CATETER ATP COAXIAL VASCULAR PERIFERICO VASOS ESTANDAR (balon Ø de 5 a 13mm.)-2 - CONICIDAD DEL BALON:si;2 - LONGITUD DEL CATÉTER:> 100cm;2 - DISTENSIBILIDAD DEL BALÓN:Semidistensible ;2 - GUIA:0.035";2 - COMPATIBILIDAD DEL INTRODUCTOR:> ó = 6;	BARD DE ESPAÑA, S.L.U	E93179	MULTIPLES REFERENCIAS VER ANEXO II-A	MULTIPLES CIP VER ANEXO II-A	10	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad.
LOTE	119	SU.PC.SANI.01.20.02.041000	E93191	CATETER ATP COAXIAL VASCULAR PERIFERICO VASOS ESTANDAR (balon Ø de 5 a 13mm.)-2 - CONICIDAD DEL BALON:si;2 - LONGITUD DEL CATÉTER:< o = 100cm;2 - DISTENSIBILIDAD DEL BALÓN:Semidistensible ;2 - GUIA:0.035";2 - COMPATIBILIDAD DEL INTRODUCTOR:5;	BARD DE ESPAÑA, S.L.U	E93191	MULTIPLES REFERENCIAS VER ANEXO II-A	MULTIPLES CIP VER ANEXO II-A	5	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y presenta alguna mejora poco significativa.

Almería, 28 de octubre de 2.020.

AGRUP	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	LICITADORES	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	REFERENCIA	CIP OFERTADO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS VALORACION FUNCIONAL DEL PRODUCTO (0-40 Puntos) Umbral mínimo 20 puntos.	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN OTORGADA
LOTE	119	SU.PC.SANI.01.20.02.041000	E93191	CATETER ATP COAXIAL VASCULAR PERIFERICO VASOS ESTANDAR (balon Ø de 5 a 13mm.)-2 - CONICIDAD DEL BALON:si;2 - LONGITUD DEL CATÉTER:< o = 100cm;2 - DISTENSIBILIDAD DEL BALÓN:Semidistensible ;2 - GUIA:0.035";2 - COMPATIBILIDAD DEL INTRODUCTOR:5;	MEDTRONIC IBÉRICA S.A	E93191	MULTIPLES REFERENCIAS VER ANEXO II-A	MULTIPLES CIP VER ANEXO II-A	15	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad, compatibilidad y/o facilidad de uso. Buena navegabilidad y flexibilidad.
LOTE	120	SU.PC.SANI.01.20.02.041000	E93194	CATETER ATP COAXIAL VASCULAR PERIFERICO VASOS ESTANDAR (balon Ø de 5 a 13mm.)-2 - CONICIDAD DEL BALON:si;2 - LONGITUD DEL CATÉTER:> 100cm;2 - DISTENSIBILIDAD DEL BALÓN:Semidistensible ;2 - GUIA:0.035";2 - COMPATIBILIDAD DEL INTRODUCTOR:5;	BARD DE ESPAÑA, S.L.U	E93194	MULTIPLES REFERENCIAS VER ANEXO II-A	MULTIPLES CIP VER ANEXO II-A	5	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y presenta alguna mejora poco significativa.

Almería, 28 de octubre de 2.020.

AGRUP	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	LICITADORES	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	REFERENCIA	CIP OFERTADO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS VALORACION FUNCIONAL DEL PRODUCTO (0-40 Puntos) Umbral mínimo 20 puntos.	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN OTORGADA
LOTE	120	SU.PC.SANI.01.20.02.041000	E93194	CATETER ATP COAXIAL VASCULAR PERIFERICO VASOS ESTANDAR (balon Ø de 5 a 13mm.)-2 - CONICIDAD DEL BALON:si;2 - LONGITUD DEL CATÉTER:> 100cm;2 - DISTENSIBILIDAD DEL BALÓN:Semidistensible ;2 - GUIA:0.035";2 - COMPATIBILIDAD DEL INTRODUCTOR:5;	MEDTRONIC IBÉRICA S.A	E93194	MULTIPLES REFERENCIAS VER ANEXO II-A	MULTIPLES CIP VER ANEXO II-A	10	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad. Buena navegabilidad y flexibilidad.
LOTE	121	SU.PC.SANI.01.20.02.041000	E93178	CATETER ATP COAXIAL VASCULAR PERIFERICO VASOS ESTANDAR (balon Ø de 5 a 13mm.)-2 - CONICIDAD DEL BALON:si;2 - LONGITUD DEL CATÉTER:< o = 100cm;2 - DISTENSIBILIDAD DEL BALÓN:Semidistensible ;2 - GUIA:0.035";2 - COMPATIBILIDAD DEL INTRODUCTOR:> ó = 6;	BARD DE ESPAÑA, S.L.U	E93178	MULTIPLES REFERENCIAS VER ANEXO II-A	MULTIPLES CIP VER ANEXO II-A	10	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad.

Almería, 28 de octubre de 2.020.

AGRUP	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	LICITADORES	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	REFERENCIA	CIP OFERTADO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS VALORACION FUNCIONAL DEL PRODUCTO (0-40 Puntos) Umbral mínimo 20 puntos.	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN OTORGADA
LOTE	122	SU.PC.SANI.01.20.02.041000	E92563	CATETER ATP COAXIAL VASCULAR PERIFERICO VASOS ESTANDAR (balon Ø de 5 a 13mm.)-2 - CONICIDAD DEL BALON:no;2 - LONGITUD DEL CATÉTER:> 100cm;2 - DISTENSIBILIDAD DEL BALÓN:Semidistensible ;2 - GUIA:0.035";2 - COMPATIBILIDAD DEL INTRODUCTOR:5;	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A	E92563	MULTIPLES REFERENCIAS VER ANEXO II-A	MULTIPLES CIP VER ANEXO II-A	5	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y presenta alguna mejora poco significativa.
LOTE	122	SU.PC.SANI.01.20.02.041000	E92563	CATETER ATP COAXIAL VASCULAR PERIFERICO VASOS ESTANDAR (balon Ø de 5 a 13mm.)-2 - CONICIDAD DEL BALON:no;2 - LONGITUD DEL CATÉTER:> 100cm;2 - DISTENSIBILIDAD DEL BALÓN:Semidistensible ;2 - GUIA:0.035";2 - COMPATIBILIDAD DEL INTRODUCTOR:5;	CARDIVA 2, S.L	E92563	MULTIPLES REFERENCIAS VER ANEXO II-A	MULTIPLES CIP VER ANEXO II-A	10	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad. Mayor longitud de catéter y más medidas de balón. Excelente navegabilidad.
LOTE	123	SU.PC.SANI.01.20.02.100015	E92551	CATETER ATP INTERCAMBIO RAPIDO-2 - CONICIDAD DEL BALON:no;2 - LONGITUD DEL CATÉTER:> 100cm;2 - DISTENSIBILIDAD DEL BALÓN:Semidistensible ;2 - GUIA:0.014";2 - COMPATIBILIDAD DEL INTRODUCTOR:5;	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A	E92551	MULTIPLES REFERENCIAS VER ANEXO II-A	MULTIPLES CIP VER ANEXO II-A	15	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad, compatibilidad y/o facilidad de uso.

AGRUP	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	LICITADORES	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	REFERENCIA	CIP OFERTADO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS VALORACION FUNCIONAL DEL PRODUCTO (0-40 Puntos) Umbral mínimo 20 puntos.	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN OTORGADA
LOTE	124	SU.PC.SANI.01.20.02.200000	E91704	CATETER ATP CON BALON LIBERADOR DE DROGA / Ø BALÓN MENOR O IGUAL 8mm-2 - SUSTANCIA LIBERADA:Placlitaxel;	BARD DE ESPAÑA, S.L.U	E91704	MULTIPLES REFERENCIAS VER ANEXO II-A	MULTIPLES CIP VER ANEXO II-A	5	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y presenta alguna mejora poco significativa.
LOTE	124	SU.PC.SANI.01.20.02.200000	E91704	CATETER ATP CON BALON LIBERADOR DE DROGA / Ø BALÓN MENOR O IGUAL 8mm-2 - SUSTANCIA LIBERADA:Placlitaxel;	BIOTRONIK SPAIN, S.A	E91704	MULTIPLES REFERENCIAS VER ANEXO II-A	MULTIPLES CIP VER ANEXO II-A	15	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad, compatibilidad y/o facilidad de uso. Recubrimiento con butiril triexil citrato que aumenta fijación y disponibilidad del fármaco, recubrimiento micropipeteado, distintas longitudes catéter.
LOTE	124	SU.PC.SANI.01.20.02.200000	E91704	CATETER ATP CON BALON LIBERADOR DE DROGA / Ø BALÓN MENOR O IGUAL 8mm-2 - SUSTANCIA LIBERADA:Placlitaxel;	BOSTON SCIENTIFIC	E91704	MULTIPLES REFERENCIAS VER ANEXO II-A	MULTIPLES CIP VER ANEXO II-A	5	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y presenta alguna mejora poco significativa.
LOTE	124	SU.PC.SANI.01.20.02.200000	E91704	CATETER ATP CON BALON LIBERADOR DE DROGA / Ø BALÓN MENOR O IGUAL 8mm-2 - SUSTANCIA LIBERADA:Placlitaxel;	CARDIVA 2, S.L	E91704	MULTIPLES REFERENCIAS VER ANEXO II-A	MULTIPLES CIP VER ANEXO II-A	15	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad, compatibilidad y/o facilidad de uso. Buena visibilidad y navegación. Amplio portfolio para distintos tipos de guías.
LOTE	124	SU.PC.SANI.01.20.02.200000	E91704	CATETER ATP CON BALON LIBERADOR DE DROGA / Ø BALÓN MENOR O IGUAL 8mm-2 - SUSTANCIA LIBERADA:Placlitaxel;	MEDTRONIC IBÉRICA S.A	E91704	MULTIPLES REFERENCIAS VER ANEXO II-A	MULTIPLES CIP VER ANEXO II-A	10	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad.

Almería, 28 de octubre de 2.020.

AGRUP	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	LICITADORES	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	REFERENCIA	CIP OFERTADO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS VALORACION FUNCIONAL DEL PRODUCTO (0-40 Puntos) Umbral mínimo 20 puntos.	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN OTORGADA
LOTE	124	SU.PC.SANI.01.20.02.200000	E91704	CATETER ATP CON BALON LIBERADOR DE DROGA / Ø BALÓN MENOR O IGUAL 8mm-2 - SUSTANCIA LIBERADA:Placlitaxel;	PRIM, S.A	E91704	MULTIPLES REFERENCIAS VER ANEXO II-A	MULTIPLES CIP VER ANEXO II-A	10	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad.
LOTE	125	SU.PC.SANI.01.20.22.500000	B39546	CATETER BALON PARA REMODELADO DE ENDOPROTESIS - GC	CARDIVA 2, S.L	B39546	AL-46-100 AL-46-130	100125555637 100126159436	5	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y presenta alguna mejora poco significativa.
LOTE	125	SU.PC.SANI.01.20.22.500000	B39546	CATETER BALON PARA REMODELADO DE ENDOPROTESIS - GC	COOK ESPAÑA, S.A	B39546	CODA-2-10.0-35-140-46 CODA-2-9.0-35-120-32	100089820071 100081169794	15	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad, compatibilidad y/o facilidad de uso. Rápida distensibilidad, fiabilidad, resistencia.
LOTE	126	SU.PC.SANI.01.20.02.000000	E92227	CATETER ATP COAXIAL VASCULAR PERIFERICO GRANDES VASOS (balon Ø > o = 13mm.)-2 - CONICIDAD DEL BALÓN:no;2 - LONGITUD DEL CATETER:< o = 100cm;2 - DISTENSIBILIDAD DEL BALON:NO DISTENSIBLE;2 - GUIA:0.035;	BOSTON SCIENTIFIC		14514 14512 14532	100003657341 100003657442 100003657947	10	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad.

Almería, 28 de octubre de 2.020.

AGRUP	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	LICITADORES	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	REFERENCIA	CIP OFERTADO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS VALORACION FUNCIONAL DEL PRODUCTO (0-40 Puntos) Umbral mínimo 20 puntos.	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN OTORGADA
LOTE	127	SU.PC.SANI.01.20.02.000000	E93086	CATETER ATP COAXIAL VASCULAR PERIFERICO GRANDES VASOS (balon Ø > o = 13mm.)-2 - CONICIDAD DEL BALÓN:no;2 - LONGITUD DEL CATETER:> 100cm;2 - DISTENSIBILIDAD DEL BALON:NO DISTENSIBLE;2 - GUIA:0.035;	BOSTON SCIENTIFIC		14513 14515	100003657846 100003658058	10	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad.
LOTE	128	SU.PC.SANI.01.20.02.041000	E93076	CATETER ATP COAXIAL VASCULAR PERIFERICO VASOS ESTANDAR (balon Ø de 5 a 13mm.)-2 - CONICIDAD DEL BALON:no;2 - LONGITUD DEL CATÉTER:> 100cm;2 - DISTENSIBILIDAD DEL BALÓN:Semidistensible;2 - GUIA:0.018";2 - COMPATIBILIDAD DEL INTRODUCTOR:< ó = 4;	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A	E93076	MULTIPLES REFERENCIAS VER ANEXO II-A	MULTIPLES CIP VER ANEXO II-A	10	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad.
LOTE	129	SU.PC.SANI.01.20.02.000011	E92045	CATETER ATP COAXIAL VASCULAR PERIFERICO PEQUEÑOS VASOS (balon Ø de 1 a 4 mm.)-2 - CONICIDAD DEL BALON:no;2 - LONGITUD DEL CATÉTER:> 100cm;2 - DISTENSIBILIDAD DEL BALÓN:Semidistensible;2 - GUIA:0.014";2 - COMPATIBILIDAD DEL INTRODUCTOR:< ó = 4;	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A	E92045	MULTIPLES REFERENCIAS VER ANEXO II-A	MULTIPLES CIP VER ANEXO II-A	10	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad. Buena navegabilidad y flexibilidad.

AGRUP	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	LICITADORES	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	REFERENCIA	CIP OFERTADO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS VALORACION FUNCIONAL DEL PRODUCTO (0-40 Puntos) Umbral mínimo 20 puntos.	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN OTORGADA
LOTE	129	SU.PC.SANI.01.20.02.000011	E92045	CATETER ATP COAXIAL VASCULAR PERIFERICO PEQUEÑOS VASOS (balon Ø de 1 a 4 mm.)-2 - CONICIDAD DEL BALON:no;2 - LONGITUD DEL CATÉTER:> 100cm;2 - DISTENSIBILIDAD DEL BALÓN:Semidistensible;2 - GUIA:0.014";2 -	BOSTON SCIENTIFIC	E92045	MULTIPLES REFERENCIAS VER ANEXO II-A	MULTIPLES CIP VER ANEXO II-A	10	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad.
LOTE	129	SU.PC.SANI.01.20.02.000011	E92045	CATETER ATP COAXIAL VASCULAR PERIFERICO PEQUEÑOS VASOS (balon Ø de 1 a 4 mm.)-2 - CONICIDAD DEL BALON:no;2 - LONGITUD DEL CATÉTER:> 100cm;2 - DISTENSIBILIDAD DEL BALÓN:Semidistensible;2 - GUIA:0.014";2 -	WORLD MEDICA	E92045	MULTIPLES REFERENCIAS VER ANEXO II-A	MULTIPLES CIP VER ANEXO II-A	10	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad.
LOTE	130	SU.PC.SANI.01.20.02.041000	E93174	CATETER ATP COAXIAL VASCULAR PERIFERICO VASOS ESTANDAR (balon Ø de 5 a 13mm.)-2 - CONICIDAD DEL BALON:si;2 - LONGITUD DEL CATÉTER:> 100cm;2 - DISTENSIBILIDAD DEL BALÓN:No distensible;2 - GUIA:0.035";2 - COMPATIBILIDAD DEL INTRODUCTOR:> ó = 6;	BARD DE ESPAÑA, S.L.U	E93174	MULTIPLES REFERENCIAS VER ANEXO II-A	MULTIPLES CIP VER ANEXO II-A	10	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad.

AGRUP	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	LICITADORES	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	REFERENCIA	CIP OFERTADO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS VALORACION FUNCIONAL DEL PRODUCTO (0-40 Puntos) Umbral mínimo 20 puntos.	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN OTORGADA
LOTE	131	SU.PC.SANI.01.20.02.000000	F02704	CATETER ATP COAXIAL VASCULAR PERIFERICO GRANDES VASOS (balon Ø > o = 13mm.)-2 - CONICIDAD DEL BALÓN:si;2 - LONGITUD DEL CATETER:< o = 100cm;2 - DISTENSIBILIDAD DEL BALON:SEMIDISTENSIBLE;2 - GUIA:0.035;	BARD DE ESPAÑA, S.L.U	F02704	MULTIPLES REFERENCIAS VER ANEXO II-A	MULTIPLES CIP VER ANEXO II-A	10	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad.
LOTE	132	SU.PC.SANI.01.20.02.000004	E92153	CATETER ATP COAXIAL VASCULAR PERIFÉRICO / ALTA PRESION-2 - CONICIDAD DEL BALÓN:si;2 - LONGITUD DEL CATÉTER:< o = 100cm;2 - DISTENSIBILIDAD:No distensible;2 - COMPATIBILIDAD DE INTRODUCTOR:< 7;	BARD DE ESPAÑA, S.L.U	E92153	MULTIPLES REFERENCIAS VER ANEXO II-A	MULTIPLES CIP VER ANEXO II-A	10	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad.
LOTE	133	SU.PC.SANI.01.20.02.000029	E90938	CATETER ATP BALÓN CON CORTE-2 - Cuchilla:No;	MEDTRONIC IBÉRICA S.A	E90938	MULTIPLES REFERENCIAS VER ANEXO II-A	MULTIPLES CIP VER ANEXO II-A	10	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad.

Almería, 28 de octubre de 2.020.

AGRUP	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	LICITADORES	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	REFERENCIA	CIP OFERTADO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS VALORACION FUNCIONAL DEL PRODUCTO (0-40 Puntos) Umbral mínimo 20 puntos.	JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN OTORGADA
LOTE	134	SU.PC.SANI.01.20.02.000011	E93164	CATETER ATP COAXIAL VASCULAR PERIFERICO PEQUEÑOS VASOS (balon Ø de 1 a 4 mm.)-2 - CONICIDAD DEL BALON:si;2 - LONGITUD DEL CATÉTER:< o = 100cm;2 - DISTENSIBILIDAD DEL BALÓN:Semidistensible ;2 - GUIA:0.035";2 - COMPATIBILIDAD DEL INTRODUCTOR:> ó = 6;	MEDTRONIC IBÉRICA S.A	E93164	A35HPV04040040 A35HPV04080040 A35HPV04100040 A35HPV04020080 A35HPV04040080 A35HPV04080080 A35HPV04100080 A35HPV04100135	100100574604 100102454694 100102455109 100102455402 100102455503 100102455604 100102455705 100102464897	10	El producto cumple las prescripciones técnicas del pliego y aporta alguna mejora respecto a la calidad.