INFORME DE LA COMISIÓN TÉCNICA PROVINCIAL PARA LA VALORACIÓN DE LAS OFERTAS SEGÚN CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS DEL EXPEDIENTE 222/2020 SUMINISTRO DE MATERIAL GENÉRICO DE INFUSIÓN-EXTRACCIÓN INTRAVASCULAR Y PERCUTÁNEA (SU.PC.SANI.01.05) CON DESTINO A LOS CENTROS AGRUPADOS EN LA PLATAFORMA LOGÍSTICA SANITARIA DE HUELVA.

Asistentes:

UTRM. Plataforma Logística Sanitaria

J. de Bloque de Urgencias
Hospital Juan R. Jiménez

Reunidos en Huelva el 08 de marzo de 2021 a las 09:00 horas en el Hospital Juan R. Jiménez de Huelva, la Comisión Técnica Provincial para la valoración de los productos ofertados, asociados al expediente arriba referenciado, se procedió a evaluar las ofertas técnicas presentadas por las empresas concurrentes según los criterios sujetos a características técnicas y funcionales con criterios no automáticos.

Dicha valoración se llevó a cabo en base a la documentación técnica presentada y a las muestras solicitadas a los licitadores.

La valoración de la oferta se corresponde con los siguientes criterios de carácter general, reflejados en el Anexo I al Cuadro Resumen:

La valoración funcional del producto se realiza en base a:

- Mejora funcional del producto sobre prescripciones técnicas.
- Calidad de materiales, fabricación y envasado.
- Compatibilidad con otros productos para su uso en la práctica clínica.
- Facilidad de manejo: ergonomía, adaptabilidad a los procedimientos.

La valoración funcional de los productos lleva aparejada una puntuación máxima de 20 puntos, con los siguientes criterios de asignación:

MUY BUENO (15 - 20 puntos): el producto cumple las características técnicas solicitadas, con mejora significativa de las mismas en cuanto a manejabilidad, facilidad de utilización, rendimiento o eficacia.
BUENO (10 - 14 puntos): el producto cumple las características técnicas solicitadas, con alguna mejora de las mismas en cuanto a manejabilidad, facilidad de utilización, rendimiento o eficacia.

ADECUADO (5 - 9 puntos): el producto cumple las características técnicas solicitadas sin deficiencias en cuanto a manejabilidad, facilidad de utilización, rendimiento o eficacia.

UMBRAL MÍNIMO DE VALORACIÓN FUNCIONAL: El umbral mínimo de puntuación que deberán alcanzar las ofertas en cada lote o agrupación es de 5 puntos.

INADECUADO (≤ 4 puntos): el producto cumple las características técnicas solicitadas, pero presenta deficiencias en cuanto a manejabilidad, facilidad de utilización, rendimiento o eficacia.

Quedarán excluidas las ofertas técnicas de las empresas que no alcancen el umbral mínimo de puntuación para cada uno de los lotes, bien por no cumplir alguna de las características reflejadas en el Anexo 1 del PPT, bien por presentar deficiencias representadas en la escala anterior como “Inadecuado” (≤ 4 puntos).

Para la valoración técnica de las agrupaciones se calculará la media del total de lotes que integran la agrupación por cada empresa. En el caso de ofertar una empresa más de una referencia a un mismo lote de la agrupación, se tomará para el cálculo de la media la de mejor valoración.
En la valoración de las agrupaciones, no se tendrán en consideración las ofertas técnicas de las empresas que no alcancen el umbral mínimo de alguno de sus lotes, ya que no podrán ser adjudicatarias de la agrupación.

Tras proceder a la evaluación de las ofertas incluidas en los sobres de documentación técnica y de las muestras solicitadas, se efectuó la valoración según los criterios anteriores y se cerró la sesión a las 14:00 horas del día 10 de marzo de 2021.

En la siguiente tabla se relacionan los lotes y referencias ofertadas por los licitantes, incluyendo una columna con la valoración en términos de puntuación y otra con la justificación correspondiente a dicha puntuación.

Las puntuaciones inferiores a 5 puntos, al no superar el umbral mínimo, reflejarán una justificación de criterios técnicos en la columna observaciones, así como las puntuaciones en el rango de escala “Bueno” (10-14 puntos) y “Muy bueno” (15-20 puntos), que se consideran con mejoras sobre las prescripciones técnicas solicitadas.

A continuación, se relaciona la tabla con las puntuaciones de las diversas agrupaciones y lotes del expediente:

Agrup.	***Lote***	***Clasificación Universal***	***Genérico de Centro (GC)***	***Nombre artículo / Empresa***	**REFERENCIA**	**PUNTUACIÓN CRITERIOS NO AUTOMATICOS (MAX 20)**	**Observaciones CRITERIOS NO AUTOMATICOS**
1				BECTON DICKINSON S.A.		20	Deslizamiento suave del émbolo. Mejor envasado e identificación
				GARRIC MEDICA S.L.		5	Se ajusta a las características solicitadas, sin mejoras ni deficiencias técnicas
				NACATUR 2 ESPAÑA S.L.		5	Se ajusta a las características solicitadas, sin mejoras ni deficiencias técnicas
				NIPRO EUROPE, S.A		20	Deslizamiento suave del émbolo. Mejor envasado e identificación
	1	SU.PC.SANI.01.05.00.002000	B38541	JERINGA CONO LUER 2-3ml.-Tipo de Conexión:luer;			
				BECTON DICKINSON S.A.	300928	20	
				GARRIC MEDICA S.L.	313001	5	
				NACATUR 2 ESPAÑA S.L.	CCAR200201000	5	
				NIPRO EUROPE, S.A	SY2-2SC-EC	20	

	2	SU.PC.SANI.01.05.00.005000	B39221	JERINGA CONO LUER 5ml.-Tipo de Conexión:luer;			
				BECTON DICKINSON S.A.	309050	20	
				GARRIC MEDICA S.L.	307005	5	
				NACATUR 2 ESPAÑA S.L.	CCAR200502000	5	
				NIPRO EUROPE, S.A	SY2-5SC-EC	20	
	3	SU.PC.SANI.01.05.00.010000	B38097	JERINGA CONO LUER 10ml.-Tipo de Conexión:luer;			
				BECTON DICKINSON S.A.	303110	20	
				GARRIC MEDICA S.L.	308003	5	
				NACATUR 2 ESPAÑA S.L.	CCAR201002000	5	
				NIPRO EUROPE, S.A	SY2-10ESC-EC	20	
	4	SU.PC.SANI.01.05.00.020000	B39223	JERINGA CONO LUER 20ml.-Tipo de Conexión:luer;			
				BECTON DICKINSON S.A.	300296	20	
				GARRIC MEDICA S.L.	309003	5	
				NACATUR 2 ESPAÑA S.L.	CCAR202002000	5	
				NIPRO EUROPE, S.A	SY2-20ESC-EC	20	
2				BECTON DICKINSON S.A.		10	Mejor envasado e identificación de la escala
				C.V. MEDICA, S.L.		5	Se ajusta a las características solicitadas, sin mejoras ni deficiencias técnicas
				GARRIC MEDICA S.L.		5	Se ajusta a las características solicitadas, sin mejoras ni

							deficiencias técnicas
				NACATUR 2 ESPAÑA S.L.		10	Mejor envasado e identificación de la escala
				NIPRO EUROPE, S.A		20	Émbolo luer-slip que aprovecha todo el espacio muerto de la jeringa en la de 1 ml. Mejor envasado e identificación
	5	SU.PC.SANI.01.05.00.301000	B39224	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 1ml.-Tipo de Conexión:luer;			
				BECTON DICKINSON S.A.	303172	10	
				C.V. MEDICA, S.L.	8500001	5	
				GARRIC MEDICA S.L.	180011	5	
				NACATUR 2 ESPAÑA S.L.	CCAR00101000	10	
				NIPRO EUROPE, S.A	SY3-1SCTU-EC	20	
	6	SU.PC.SANI.01.05.00.301000	B48079	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 1ml.-Tipo de Conexión:luer-lock;			
				BECTON DICKINSON S.A.	309628	10	
				C.V. MEDICA, S.L.	8501001	5	
				GARRIC MEDICA S.L.	180001	5	
				NACATUR 2 ESPAÑA S.L.	CCAR00103000	10	
				NIPRO EUROPE, S.A	SY3-1LC-EC	20	
	7	SU.PC.SANI.01.05.00.302000	B38279	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 2-3ml.-Tipo de Conexión:luer-lock;			
				BECTON DICKINSON S.A.	309658	10	
				C.V. MEDICA, S.L.	8501002	5	

				GARRIC MEDICA S.L.	180003	5	
				NACATUR 2 ESPAÑA S.L.	CCAR00253000	10	
				NIPRO EUROPE, S.A	SY3-2LC-EC	20	
	8	SU.PC.SANI.01.05.00.305000	B39226	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 5ml.- Tipo de Conexión:luer-lock;			
				BECTON DICKINSON S.A.	309649	10	
				C.V. MEDICA, S.L.	8501005	5	
				GARRIC MEDICA S.L.	180005	5	
				NACATUR 2 ESPAÑA S.L.	CAR00503000	10	
				NIPRO EUROPE, S.A	SY3-5LC-EC	20	
	9	SU.PC.SANI.01.05.00.310000	B39227	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 10ml.- Tipo de Conexión:luer-lock;			
				BECTON DICKINSON S.A.	305959	10	
				C.V. MEDICA, S.L.	8501010	5	
				GARRIC MEDICA S.L.	180010	5	
				NACATUR 2 ESPAÑA S.L.	CAR01003000	10	
				NIPRO EUROPE, S.A	SY3-10LC-EC	20	
	10	SU.PC.SANI.01.05.00.320000	B39228	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 20ml.- Tipo de Conexión:luer-lock;			
				BECTON DICKINSON S.A.	300629	10	
				C.V. MEDICA, S.L.	8101020	5	
				GARRIC MEDICA S.L.	180020	5	
				NACATUR 2 ESPAÑA S.L.	CAR02003000	10	
				NIPRO EUROPE, S.A	SY3-20LC-EC	20	
	11	SU.PC.SANI.01.05.00.350000	D93910	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 50ml.- Tipo de Conexión:luer-lock;COLOR DE LA JERINGA:transparente;			
				BECTON DICKINSON S.A.	300865	10	
				C.V. MEDICA, S.L.	8501050	5	
				GARRIC MEDICA S.L.	180060	5	

				NACATUR 2 ESPAÑA S.L.	CAR05003000	10	
				NIPRO EUROPE, S.A	SY3-50LC-EC	20	
3				B. BRAUN MEDICAL S.A.		0	Color de émbolo no es morado.
				FRESENIUS KABI ESPAÑA, SA		15	Émbolo más fuerte y graduación más visible
				IZASA HOSPITAL, SLU		5	Se ajusta a las características solicitadas, sin mejoras ni deficiencias técnicas
				LABORATORIOS CAIR ESPAÑA, SLU		15	Émbolo más fuerte y graduación más visible
				NACATUR 2 ESPAÑA S.L.		5	Se ajusta a las características solicitadas, sin mejoras ni deficiencias técnicas
				PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L.		5	Se ajusta a las características solicitadas, sin mejoras ni deficiencias técnicas
				VYGON S.A.U.		5	Se ajusta a las características solicitadas, sin mejoras ni deficiencias

							técnicas
	12	SU.PC.SANI.01.05.00.800003	F18678	JERINGA C/ CONEXIÓN ESPECIFICA P/ ADMINISTR. ENTERAL10ml.-Tipo de Conexión:Enfit;			
				B. BRAUN MEDICAL S.A.	PNM-S12NC	0	
				FRESENIUS KABI ESPAÑA, SA	9000784	15	
				IZASA HOSPITAL, SLU	DA-1021-1000	5	
				LABORATORIOS CAIR ESPAÑA, SLU	NCE10SE	15	
				NACATUR 2 ESPAÑA S.L.	BCAR01004000	5	
				PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L.	EN10ml	5	
				VYGON S.A.U.	1015107	5	
	13	SU.PC.SANI.01.05.00.800004	F02893	JERINGA C/ CONEXIÓN ESPECIFICA P/ ADMINISTR. ENTERAL 20ml. NO ASOCIADAS A BOMBA-Tipo de Conexión:Enfit;			
				B. BRAUN MEDICAL S.A.	PNM-S20NC	0	
				FRESENIUS KABI ESPAÑA, SA	9000785	15	
				IZASA HOSPITAL, SLU	DA-1021-2000	5	
				LABORATORIOS CAIR ESPAÑA, SLU	NCE20SE	15	
				NACATUR 2 ESPAÑA S.L.	BCAR02004000	5	
				PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L.	EN20ml	5	
				VYGON S.A.U.	10152071	5	
	14	SU.PC.SANI.01.05.00.800005	F02536	JERINGA C/ CONEXIÓN ESPECIFICA P/ ADMINISTR. ENTERAL 50-60ml. NO ASOCIADAS A BOMBA-Tipo de Conexión:Enfit;			
				B. BRAUN MEDICAL S.A.	PNM-S60NC	0	
				FRESENIUS KABI ESPAÑA, SA	9000786	15	
				IZASA HOSPITAL, SLU	DA-1021-6001	5	

				LABORATORIOS CAIR ESPAÑA, SLU	NCE50SE	15	
				NACATUR 2 ESPAÑA S.L.	BCAR06004000	5	
				PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L.	EN60 ml	5	
				VYGON S.A.U.	10156071	5	
4				BECTON DICKINSON S.A.		20	Giro de posiciones por salto de pasos, permite saber posición de la llave. Alargadera de mayor resistencia.
				C.V. MEDICA, S.L.		5	Se ajusta a las características solicitadas, sin mejoras ni deficiencias técnicas
				GARRIC MEDICA S.L.		5	Se ajusta a las características solicitadas, sin mejoras ni deficiencias técnicas
				PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L.		5	Se ajusta a las características solicitadas, sin mejoras ni deficiencias técnicas
	15	SU.PC.SANI.01.05.02.100001	F01838	LLAVE DE 3 PASOS CON LINEA EXTENSION < 50cm.-Conexión móvil 360º:Si;Longitud de la línea:[0-25);			

				BECTON DICKINSON S.A.	L-303/10-G	20	
				C.V. MEDICA, S.L.	8400021	5	
				GARRIC MEDICA S.L.	QRAY10	5	
				PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L.	307-2804	5	
	16	SU.PC.SANI.01.05.02.105000	D49845	LLAVE DE 3 PASOS CON LINEA EXTENSION 50-100cm.-Longitud de la línea:[50-100);			
				BECTON DICKINSON S.A.	394951	20	
				C.V. MEDICA, S.L.	8400024	5	
				GARRIC MEDICA S.L.	QRAY50	5	
				PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L.	307.2810	5	
	17	SU.PC.SANI.01.05.02.110000	B38418	LLAVE DE 3 PASOS CON LINEA EXTENSION 100-200cm.-Longitud de la línea:[100-150);			
				BECTON DICKINSON S.A.	394961	20	
				C.V. MEDICA, S.L.	8500025	5	
				GARRIC MEDICA S.L.	QRAY100	5	
				PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L.	307.2811	5	
	18	SU.PC.SANI.01.05.00.200001	D91499	JERINGA 5ml PRECARGADA CON CLORURO SÓDICO AL 0,9%-Tipo de Conexión:luer-lock;Esterilidad:Sólo interna;			
				BECTON DICKINSON S.A.	306574	5	Se ajusta a las características solicitadas, sin mejoras ni deficiencias técnicas

	19	SU.PC.SANI.01.05.00.500000	E94951	JERINGA CONO CATETER 50ml.-Tipo de Conexión:cono catéter;Tipo de cono:cilíndrica;			
				BECTON DICKINSON S.A.	300867	15	Buena resistencia a la salida del émbolo
				ENVASES FARMACEUTICOS S.A.	JS8	5	Se ajusta a las características solicitadas, sin mejoras ni deficiencias técnicas
				GARRIC MEDICA S.L.	180060CT	20	Con tapón protector y buena resistencia a la salida del émbolo
				NACATUR 2 ESPAÑA S.L.	CAR05000000	15	Buena resistencia a la salida del émbolo
				NIPRO EUROPE, S.A	SY3-50CTC-EC	5	Se ajusta a las características solicitadas, sin mejoras ni deficiencias técnicas
	20	SU.PC.SANI.01.05.00.500001	E86055	JERINGA CONO CATETER 100ml.-Tipo de Conexión:cono catéter;			
				BECTON DICKINSON S.A.	300605	15	Buena resistencia a la salida del émbolo

				ENVASES FARMACEUTICOS S.A.	JS9	5	Se ajusta a las características solicitadas, sin mejoras ni deficiencias técnicas
				NACATUR 2 ESPAÑA S.L.	CAR10000000	20	Buen acceso al adaptador luer
	21	SU.PC.SANI.01.05.00.700002	E05667	JERINGA AUTOANALIZADOR-Capacidad de la jeringa:[1-2];Aguja:no;			
				RADIOMETER IBERICA, S.L.	956-622	5	Se ajusta a las características solicitadas, sin mejoras ni deficiencias técnicas
	22	SU.PC.SANI.01.05.01.000003	C23166	EQUIPO GOTEO CON TOMA DE AIRE Y SIST. DE SEGURIDAD-Tipo de conexión:luer-lock;Látex:no;PVC:si;			
				B. BRAUN MEDICAL S.A.	4063000	20	Toma de aire muy segura. Roller de alta precisión
				BECTON DICKINSON S.A.	388000	5	Se ajusta a las características solicitadas, sin mejoras ni deficiencias técnicas
				FARMABAN, SA	GSB04	5	Se ajusta a las características solicitadas, sin mejoras ni deficiencias técnicas

				IHT MEDICAL, SA	14263	15	Conector rotatorio seguro. Fácil apertura del blister
				NACATUR 2 ESPAÑA S.L.	BDIN0159	5	Se ajusta a las características solicitadas, sin mejoras ni deficiencias técnicas
				PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L.	108.1797	5	Se ajusta a las características solicitadas, sin mejoras ni deficiencias técnicas
	23	SU.PC.SANI.01.05.01.010000	C55491	EQUIPO GOTEO CON TOMA DE AIRE-Tipo de conexión:luer-lock;TOMA DE INYECCION EN Y:no;Látex:no;PVC:si;			
				BECTON DICKINSON S.A.	NT-820-ELLAB	20	Toma de aire muy segura. Roller de alta precisión
				C.V. MEDICA, S.L.	8400030	5	Se ajusta a las características solicitadas, sin mejoras ni deficiencias técnicas
				FARMABAN, SA	2602	5	Se ajusta a las características solicitadas, sin mejoras ni deficiencias técnicas

				GARRIC MEDICA S.L.	SS01	5	Se ajusta a las características solicitadas, sin mejoras ni deficiencias técnicas
				IHT MEDICAL, SA	M018A1	5	Se ajusta a las características solicitadas, sin mejoras ni deficiencias técnicas
				IZASA HOSPITAL, SLU	03408000B	5	Se ajusta a las características solicitadas, sin mejoras ni deficiencias técnicas
				NACATUR 2 ESPAÑA S.L.	BDIN0135	15	Conector rotatorio seguro. Fácil apertura del blister
				PALEX MEDICAL,SA	428394	5	Se ajusta a las características solicitadas, sin mejoras ni deficiencias técnicas
	24	SU.PC.SANI.01.05.01.101000	B39234	EQUIPO GOTEO CON BURETA DOSIFICADORA-Látex:no;			
				BECTON DICKINSON S.A.	DFP-87-FH	0	Punto de inyección en Y en la línea
				BECTON DICKINSON S.A.	DFP-87-FSH	5	Se ajusta a las características

							solicitadas, sin mejoras ni deficiencias técnicas
				NACATUR 2 ESPAÑA S.L.	BDIN0148	0	Punto de inyección en Y en la línea
				PALEX MEDICAL,SA	407632	0	Punto de inyección en Y en la línea
	25	SU.PC.SANI.01.05.01.201000	C02091	EQ. GOTEO PRESION VENOSA CENTRAL-Látex:no;PVC:si;			
				BECTON DICKINSON S.A.	NT-62-3V	5	Se ajusta a las características solicitadas, sin mejoras ni deficiencias técnicas
	26	SU.PC.SANI.01.05.01.501000	E86499	REGULADOR DE FLUJO PARA EQUIPO GOTEO-Libre de Ftalatos:Si;Tipo de conexión:luer-lock;Látex:no;			
				BECTON DICKINSON S.A.	04108064270	20	Conector rotatorio. Escala precisa de regulación.
				FARMABAN, SA	2673	0	Punto de inyección en Y en la línea
				IHT MEDICAL, SA	13115	1	El envase se rasga con excesiva facilidad en la apertura del blister

				IZASA HOSPITAL, SLU	L259000274	15	Conector rotatorio
				LABORATORIOS CAIR ESPAÑA, SLU	DF050	5	Se ajusta a las características solicitadas, sin mejoras ni deficiencias técnicas
				PALEX MEDICAL,SA	406867	20	Conector rotatorio. Filtro de purga antigoteo
				PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L.	308.2012	20	Conector rotatorio. Filtro de purga antigoteo
	27	SU.PC.SANI.01.05.02.001000	B84039	LLAVE DE 1 PASO - GC			
				BECTON DICKINSON S.A.	L-301	20	Muy ergonómica en el manejo del cierre
				LABORATORIOS CAIR ESPAÑA, SLU	RO100	5	Se ajusta a las características solicitadas, sin mejoras ni deficiencias técnicas
				VYGON S.A.U.	87210	5	Se ajusta a las características solicitadas, sin mejoras ni deficiencias técnicas

	28	SU.PC.SANI.01.05.02.003000	B38668	LLAVE DE 3 PASOS - GC			
				B. BRAUN MEDICAL S.A.	16494C	20	Giro de posiciones por salto de pasos, permite saber posición de la llave. Conector rotatorio 360º de gran seguridad de conexión
				BECTON DICKINSON S.A.	394600	10	Giro de posiciones por salto de pasos, permite saber posición de la llave
				C.V. MEDICA, S.L.	8400020	5	Se ajusta a las características solicitadas, sin mejoras ni deficiencias técnicas
				FARMABAN, SA	2651	5	Se ajusta a las características solicitadas, sin mejoras ni deficiencias técnicas
				GARRIC MEDICA S.L.	TS001	1	Envase de difícil apertura, rompiendo con facilidad
				IBERHOSPITEX, S.A	44400	5	Se ajusta a las características

							solicitadas, sin mejoras ni deficiencias técnicas
				LABORATORIOS CAIR ESPAÑA, SLU	RO301M	5	Se ajusta a las características solicitadas, sin mejoras ni deficiencias técnicas
				NACATUR 2 ESPAÑA S.L.	DCRU0000	1	Envase de difícil apertura, rompiendo con facilidad
				PALEX MEDICAL,SA	NMLSCB	5	Se ajusta a las características solicitadas, sin mejoras ni deficiencias técnicas
				PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L.	310.2750	5	Se ajusta a las características solicitadas, sin mejoras ni deficiencias técnicas
	29	SU.PC.SANI.01.05.02.212000	B53336	LINEA DE PRESION 100-200cm.-Presión:[200-600);Tipo de conexión:m-m;Longitud de la línea:[100-150);			
				BECTON DICKINSON S.A.	PA-120-MM	5	Se ajusta a las características solicitadas, sin mejoras ni deficiencias técnicas

				PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L.	302.2318	0	No llega a la presión solicitada de 40 bares (580 psi)
	30	SU.PC.SANI.01.05.02.302000	E27332	LINEA EXTENSION LUER-LOCK 50-100cm.- Longitud de la línea:[50-100);Tipo de conexión:m-m;			
				BECTON DICKINSON S.A.	DI-90-MM	5	Se ajusta a las características solicitadas, sin mejoras ni deficiencias técnicas
				PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L.	P2LL90MM	5	Se ajusta a las características solicitadas, sin mejoras ni deficiencias técnicas
	31	SU.PC.SANI.01.05.03.100000	NIVEL CÓD. UNIVERSAL	CONEXION LUER-LOCK 1 VIA DOBLE BIFURCACION / CON MUELLE-VALVULA			
				B. BRAUN MEDICAL S.A.	470106-01	5	Se ajusta a las características solicitadas, sin mejoras ni deficiencias técnicas
				BECTON DICKINSON S.A.	385161	0	Línea de extensión diámetro macro con alto espacio muerto

				BECTON DICKINSON S.A.	385163	12	Membrana cóncava de fácil desinfección. Canal de alto flujo
				ICU MEDICAL, SL	034-MC3316	20	Soporta alta presión y permite alto flujo. Ergonomía adecuada del dispositivo que facilita su manejo. Compatibilidad con fármacos peligrosos
				IHT MEDICAL, SA	2TA-FL-TF02	0	No soporta el nivel de presión solicitado. Línea diámetro macro
				INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	A2010	12	Clamp de color para distinguir vías. Soporta alto nivel de presión
				INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	A2010L610	12	Dos líneas de distinta longitud mejora la fijación
				LABORATORIOS CAIR ESPAÑA, SLU	PY2101NCM	5	Se ajusta a las características solicitadas, sin

							mejoras ni deficiencias técnicas
				PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L.	306.2820	0	Línea de diámetro macro. Volumen total de purgado ambas líneas superior al solicitado
				VYGON S.A.U.	684121	0	Volumen total de purgado de ambas líneas superior al solicitado. Nivel de presión inferior al solicitado
	32	SU.PC.SANI.01.05.03.100002	NIVEL CÓD. UNIVERSAL	CONEXION LUER-LOCK 1 VIA CON LINEA / CON MUELLE-VALVULA			
				B. BRAUN MEDICAL S.A.	470100-01	5	Se ajusta a las características solicitadas, sin mejoras ni deficiencias técnicas
				BECTON DICKINSON S.A.	385151	12	Membrana cóncava de fácil desinfección. Canal de alto flujo
				BECTON DICKINSON S.A.	385102	0	Línea con diámetro micro de menor flujo

				ICU MEDICAL, SL	034-MC33001	20	Soporta alta presión y permite alto flujo. Ergonomía adecuada del dispositivo que facilita su manejo. Compatibilidad con fármacos peligrosos
				IHT MEDICAL, SA	1TA-FL-TF01	0	No soporta el nivel de presión solicitado
				LABORATORIOS CAIR ESPAÑA, SLU	PB1301NCM	5	Se ajusta a las características solicitadas, sin mejoras ni deficiencias técnicas
				PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L.	302.2384	0	Línea de diámetro micro
				VYGON S.A.U.	522401	0	Línea diámetro macro. No supera el nivel de flujo solicitado de 140 ml/min.. Nivel de presión inferior al solicitado

	33	SU.PC.SANI.01.05.03.100004	NIVEL CÓD. UNIVERSAL	CONEXION LUER-LOCK 1 VIA TRIPLE BIFURCACION / CON MUELLE-VALVULA			
				B. BRAUN MEDICAL S.A.	470160	5	Se ajusta a las características solicitadas, sin mejoras ni deficiencias técnicas
				BECTON DICKINSON S.A.	385162	0	Líneas de diámetro macro con alto volumen residual
				BECTON DICKINSON S.A.	385164	12	Membrana cóncava de fácil desinfección. Canal de alto flujo
				ICU MEDICAL, SL	034-MC33357	20	Soporta alta presión y permite alto flujo. Ergonomía adecuada del dispositivo que facilita su manejo. Compatibilidad con fármacos peligrosos
				IHT MEDICAL, SA	3TA-FL-TF03	0	No soporta el nivel de presión solicitado

				INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	A3010	12	Clamp de color para distinguir vías. Soporta alto nivel de presión
				LABORATORIOS CAIR ESPAÑA, SLU	PY3101NCM	5	Se ajusta a las características solicitadas, sin mejoras ni deficiencias técnicas
				PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L.	306.2787	0	Esta referencia monta 2 líneas diámetro micro y 1 línea de diámetro macro que no se corresponde con lo solicitado para su uso neonatal
				VYGON S.A.U.	684131	0	Nivel de presión inferior al solicitado. Volumen de purgado superior al solicitado
	34	SU.PC.SANI.01.05.03.100006	NIVEL CÓD. UNIVERSAL	CONEXION LUER-LOCK 1 VIA CON MUELLE-VALVULA BIDIRECCIONAL			
				B. BRAUN MEDICAL S.A.	415122-01	5	Se ajusta a las características solicitadas, sin

							mejoras ni deficiencias técnicas
				BECTON DICKINSON S.A.	385100	12	Membrana cóncava de fácil desinfección. Alto flujo. Canal de paso muy amplio
				ICU MEDICAL, SL	011-MC100	20	Soporta alta presión y permite alto flujo. Ergonomía adecuada del dispositivo que facilita su manejo. Compatibilidad con fármacos peligrosos
				IHT MEDICAL, SA	0TA-FL-NF01	0	No soporta el nivel de presión solicitado
				INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	A1010	12	Alto flujo. Canal de paso muy amplio
				LABORATORIOS CAIR ESPAÑA, SLU	EL200	5	Se ajusta a las características solicitadas, sin mejoras ni deficiencias técnicas

				PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L.	806.2897	0	No presenta certificación ni declaración responsable de compatibilidad del dispositivo con lípidos y hemoderivados
				VYGON S.A.U.	898038	5	Se ajusta a las características solicitadas, sin mejoras ni deficiencias técnicas
	35	SU.PC.SANI.01.05.03.202000	D38745	TAPON OBTURACION LUER-LOCK-Tipo de muelle-válvula:sin mecanismo;Tipo de presión del mecanismo:sin mecanismo;			
				BECTON DICKINSON S.A.	TP	5	Se ajusta a las características solicitadas, sin mejoras ni deficiencias técnicas
				PALEX MEDICAL,SA	372942	5	Se ajusta a las características solicitadas, sin mejoras ni deficiencias técnicas
				PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L.	POMLL	5	Se ajusta a las características solicitadas, sin mejoras ni deficiencias técnicas

	36	SU.PC.SANI.01.05.03.203000	C77481	TAPON OBTURACION LUER-LOCK COMBI-Tipo de muelle-válvula:sin mecanismo;Tipo de presión del mecanismo:sin mecanismo;			
				BECTON DICKINSON S.A.	TP-MF	5	Se ajusta a las características solicitadas, sin mejoras ni deficiencias técnicas
				INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	03800	15	Aporta ensayo con procesos de alta presión, soportando hasta 5,5 bar (80 psi)
				PALEX MEDICAL,SA	381316	5	Se ajusta a las características solicitadas, sin mejoras ni deficiencias técnicas
				PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L.	805.0668	5	Se ajusta a las características solicitadas, sin mejoras ni deficiencias técnicas
				VYGON S.A.U.	988800	5	Se ajusta a las características solicitadas, sin mejoras ni deficiencias técnicas

	37	SU.PC.SANI.01.05.03.300006	E92478	ADAPTADOR DE FRASCO A LINEA DE INFUSION DE CITOSTATICO-Tipo de terminales:macho luer lock;Especificar si lleva muelle-valvula:no;			
				BECTON DICKINSON S.A.	MFX2410	10	Conexión más firme
				ICU MEDICAL, SL	034-H2629	20	Conexión muy firme. Luer-lock giratorio
				INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	CH011116	5	Se ajusta a las características solicitadas, sin mejoras ni deficiencias técnicas
				LABORATORIOS CAIR ESPAÑA, SLU	EL602	5	Se ajusta a las características solicitadas, sin mejoras ni deficiencias técnicas
				PALEX MEDICAL,SA	045-521	5	Se ajusta a las características solicitadas, sin mejoras ni deficiencias técnicas
				PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L.	312.2607	5	Se ajusta a las características solicitadas, sin mejoras ni deficiencias técnicas

	38	SU.PC.SANI.01.05.05.100006	B38323	JERINGA INSULINA 1.0ml. ESCALA 100 UNIDADES - GC			
				B. BRAUN MEDICAL S.A.	9161708V	5	Se ajusta a las características solicitadas, sin mejoras ni deficiencias técnicas
				BECTON DICKINSON S.A.	303174	10	Deslizamiento del émbolo mejorado
				GARRIC MEDICA S.L.	161000	20	Mejor identificación. Color del émbolo diferenciado de escala centesimal
	39	SU.PC.SANI.01.05.05.100013	D99136	JERINGA INSULINA 0.5ml. ESCALA 50 UNIDADES CON AGUJA DE SEGURIDAD-Longitud de la aguja:[5-10);Diámetro de la aguja:[30-30];			
				BECTON DICKINSON S.A.	305934	20	Sistema de seguridad intuitivo y fácil de activar con una sola mano
				GARRIC MEDICA S.L.	100089IM	5	Se ajusta a las características solicitadas, sin mejoras ni deficiencias técnicas

	40	SU.PC.SANI.01.05.05.100013	E29183	JERINGA INSULINA 0.5ml. ESCALA 50 UNIDADES CON AGUJA DE SEGURIDAD-Longitud de la aguja:[10-16];Diámetro de la aguja:[29-29];			
				BECTON DICKINSON S.A.	305932	20	Sistema de seguridad intuitivo y fácil de activar con una sola mano
				GARRIC MEDICA S.L.	100002IM	5	Se ajusta a las características solicitadas, sin mejoras ni deficiencias técnicas
	41	SU.PC.SANI.01.05.05.100014	E68444	JERINGA INSULINA 0.3ml. ESCALA 30 UNIDADES CON AGUJA DE SEGURIDAD-Longitud de la aguja:[5-10);Diámetro de la aguja:[30-30];	**Sin ofertas**		
	42	SU.PC.SANI.01.05.05.300006	E69642	AGUJA HIPODERMICA PARA PLUMA INSULINA C/Protección-Longitud:[5-7);Diámetro :[30-30];			
				BECTON DICKINSON S.A.	329605	20	Sistema de seguridad que se activa de forma automática al cesar la presión sobre la piel. Indicador de activación del sistema de seguridad

							visible correctamente alrededor del total del dispositivo. Excelente roscado para todas las marcas de insulina
				TEXTIL PLANAS OLIVERAS, S.A.	3725.01	1	La carcasa que protege la aguja es opaca y no se ve correctamente el mecanismo de activación de seguridad, por lo que no hay certeza de su activación. La aguja no está protegida antes de la inyección. Rosca poco segura para algunas plumas de insulina.
	43	SU.PC.SANI.01.05.05.500000	E69829	EQUIPO SIST. INFUSOR PCA INSULINA-Capacidad del reservorio:[3.0-3.0];Long. de la linea:[50-75);Long. de la aguja:[0-6];Grado de inclinación de la aguja:[90-90];			

				MEDTRONIC IBÉRICA, S.A	MMT-K332A399A	5	Se ajusta a las características solicitadas, sin mejoras ni deficiencias técnicas
	44	SU.PC.SANI.01.05.05.500000	E69830	EQUIPO SIST. INFUSOR PCA INSULINA-Capacidad del reservorio:[1.8-1.8];Long. de la linea:[50-75);Long. de la aguja:[0-6];Grado de inclinación de la aguja:[90-90];			
				MEDTRONIC IBÉRICA, S.A	MMT–K326A399A	5	Se ajusta a las características solicitadas, sin mejoras ni deficiencias técnicas
	45	SU.PC.SANI.01.05.05.500000	E69831	EQUIPO SIST. INFUSOR PCA INSULINA-Capacidad del reservorio:[1.8-1.8];Long. de la linea:[50-75);Long. de la aguja:(6-9];Grado de inclinación de la aguja:[90-90];			
				MEDTRONIC IBÉRICA, S.A	MMT-K326A397A	5	Se ajusta a las características solicitadas, sin mejoras ni deficiencias técnicas
	46	SU.PC.SANI.01.05.05.500000	E69832	EQUIPO SIST. INFUSOR PCA INSULINA-Capacidad del reservorio:[3.0-3.0];Long. de la linea:[50-75);Long. de la aguja:(6-9];Grado de inclinación de la aguja:[90-90];			
				MEDTRONIC IBÉRICA, S.A	MMT-K332A397A	5	Se ajusta a las

							características solicitadas, sin mejoras ni deficiencias técnicas
	47	SU.PC.SANI.01.05.05.500000	E69834	EQUIPO SIST. INFUSOR PCA INSULINA-Capacidad del reservorio:[3.0-3.0];Long. de la linea:[85-120];Long. de la aguja:[0-6];Grado de inclinación de la aguja:[90-90];			
				MEDTRONIC IBÉRICA, S.A	MMT-K332A398A	5	Se ajusta a las características solicitadas, sin mejoras ni deficiencias técnicas
	48	SU.PC.SANI.01.05.05.500000	E69835	EQUIPO SIST. INFUSOR PCA INSULINA-Capacidad del reservorio:[3.0-3.0];Long. de la linea:[50-75);Long. de la aguja:(9-13];Grado de inclinación de la aguja:(30-45];			
				MEDTRONIC IBÉRICA, S.A	MMT−K332A381A	5	Se ajusta a las características solicitadas, sin mejoras ni deficiencias técnicas
	49	SU.PC.SANI.01.05.05.500000	E69836	EQUIPO SIST. INFUSOR PCA INSULINA-Capacidad del reservorio:[3.15-3.15];Long. de la linea:[50-75);Long. de la aguja:(9-13];Grado de inclinación de la aguja:[90-90];			
				ROCHE DIABETES CARE SPAIN, S.L.U.	05336929001	5	Se ajusta a las

							características solicitadas, sin mejoras ni deficiencias técnicas
	50	SU.PC.SANI.01.05.05.500000	E69837	EQUIPO SIST. INFUSOR PCA INSULINA-Capacidad del reservorio:[3.15-3.15];Long. de la linea:[50-75);Long. de la aguja:(6-9];Grado de inclinación de la aguja:[90-90];			
				ROCHE DIABETES CARE SPAIN, S.L.U.	05336902001	5	Se ajusta a las características solicitadas, sin mejoras ni deficiencias técnicas
	51	SU.PC.SANI.01.05.05.500000	E70557	EQUIPO SIST. INFUSOR PCA INSULINA-Capacidad del reservorio:[3.15-3.15];Long. de la linea:[50-75);Long. de la aguja:[0-6];Grado de inclinación de la aguja:[90-90];			
				ROCHE DIABETES CARE SPAIN, S.L.U.	06955380001	5	Se ajusta a las características solicitadas, sin mejoras ni deficiencias técnicas
	52	SU.PC.SANI.01.05.05.500000	E70725	EQUIPO SIST. INFUSOR PCA INSULINA-Capacidad del reservorio:[1.8-1.8];Long. de la linea:[50-75);Long. de la aguja:(9-13];Grado de inclinación de la aguja:(30-45];			

				MEDTRONIC IBÉRICA, S.A	MMT-K326A381A	5	Se ajusta a las características solicitadas, sin mejoras ni deficiencias técnicas
	53	SU.PC.SANI.01.05.05.500000	E71083	EQUIPO SIST. INFUSOR PCA INSULINA-Capacidad del reservorio:[1.8-1.8];Long. de la linea:[85-120];Long. de la aguja:[0-6];Grado de inclinación de la aguja:[90-90];			
				MEDTRONIC IBÉRICA, S.A	MMT-K326A398A	5	Se ajusta a las características solicitadas, sin mejoras ni deficiencias técnicas
	54	SU.PC.SANI.01.05.05.500000	F18968	EQUIPO SIST. INFUSOR PCA INSULINA-Capacidad del reservorio:[1.6-1.6];Long. de la linea:[30-50);Long. de la aguja:[0-6];Grado de inclinación de la aguja:[90-90];			
				ROCHE DIABETES CARE SPAIN, S.L.U.	07861621001	20	Buen proceso de carga y purgado de insulina. Alta precisión del medidor a distancia
				YPSOMED DIABETES S.L.U.	MYOYP1861	5	Se ajusta a las características solicitadas, sin mejoras ni deficiencias técnicas

	55	SU.PC.SANI.01.05.05.500000	F18969	EQUIPO SIST. INFUSOR PCA INSULINA-Capacidad del reservorio:[1.6-1.6];Long. de la linea:[50-75);Long. de la aguja:[0-6];Grado de inclinación de la aguja:[90-90];			
				ROCHE DIABETES CARE SPAIN, S.L.U.	07861630001	20	Buen proceso de carga y purgado de insulina. Alta precisión del medidor a distancia
				YPSOMED DIABETES S.L.U.	MYOYP2461	5	Se ajusta a las características solicitadas, sin mejoras ni deficiencias técnicas
	56	SU.PC.SANI.01.05.05.500000	F18971	EQUIPO SIST. INFUSOR PCA INSULINA-Capacidad del reservorio:[1.6-1.6];Long. de la linea:[50-75);Long. de la aguja:(6-9];Grado de inclinación de la aguja:[90-90];			
				ROCHE DIABETES CARE SPAIN, S.L.U.	07861656001	20	Buen proceso de carga y purgado de insulina. Alta precisión del medidor a distancia
				YPSOMED DIABETES S.L.U.	MYOYP2491	5	Se ajusta a las características solicitadas, sin mejoras ni deficiencias

							técnicas
	57	SU.PC.SANI.01.05.05.500004	E37773	SIST. INFUSOR PCA INSULINA / RESERVORIO-CAPACIDAD RESERVORIO:[2-4];	**Sin ofertas**		
	58	SU.PC.SANI.01.05.06.000000	NIVEL CÓD. UNIVERSAL	SET INFUSIÓN P/ VIA SUBCUTÁNEA / Sistema de seguridad	**Sin ofertas**		
	59	SU.PC.SANI.01.05.06.000000	NIVEL CÓD. UNIVERSAL	SET INFUSIÓN P/ VIA SUBCUTÁNEA / Sistema de seguridad	**Sin ofertas**		
	60	SU.PC.SANI.01.05.06.000000	NIVEL CÓD. UNIVERSAL	SET INFUSIÓN P/ VIA SUBCUTÁNEA / Sistema de seguridad	**Sin ofertas**		
	61	SU.PC.SANI.01.05.06.000000	NIVEL CÓD. UNIVERSAL	SET INFUSIÓN P/ VIA SUBCUTÁNEA / Sistema de seguridad	**Sin ofertas**		
	62	SU.PC.SANI.01.05.15.000016	B41614	INFUSOR MEDICACION DE 60-300ml.-CAPACIDAD RESERVORIO:[300-500];VELOCIDAD DE INFUSION:[10-125);			
				BAXTER S.L.	2C2063K	5	Se ajusta a las características solicitadas, sin mejoras ni deficiencias técnicas
				CARDIVA 2, SL	UFHC-10	20	Tapón distal antigoteo con filtro de purgado, especialmente útil con fármacos peligrosos. Excelente

							fijación al paciente por su ergonomía
				PALEX MEDICAL,SA	INF330-10	0	No dispone de contenedor rígido
				PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L.	480050	5	Se ajusta a las características solicitadas, sin mejoras ni deficiencias técnicas
	63	SU.PC.SANI.01.05.15.000016	B45371	INFUSOR MEDICACION DE 60-300ml.-CAPACIDAD RESERVORIO:[200-300);VELOCIDAD DE INFUSION:[5-10);			
				BAXTER S.L.	2C4009K	5	Se ajusta a las características solicitadas, sin mejoras ni deficiencias técnicas
				B. BRAUN MEDICAL S.A.	C270050	0	No dispone de contenedor rígido
				B. BRAUN SURGICAL S.A.	4540018	0	No dispone de contenedor rígido

				CARDIVA 2, SL	UFMC-5	20	Tapón distal antigoteo con filtro de purgado, especialmente útil con fármacos peligrosos. Excelente fijación al paciente por su ergonomía
				IZASA HOSPITAL, SLU	L-25915-250D2	5	Se ajusta a las características solicitadas, sin mejoras ni deficiencias técnicas
				PALEX MEDICAL,SA	F0050L	10	Tapón distal antigoteo, especialmente útil con fármacos peligrosos.
				VYGON S.A.U.	SFS525P	5	Se ajusta a las características solicitadas, sin mejoras ni deficiencias técnicas
	64	SU.PC.SANI.01.05.15.000016	B47451	INFUSOR MEDICACION DE 60-300ml.-CAPACIDAD RESERVORIO:[200-300);VELOCIDAD DE INFUSION:[10-125);			
				BAXTER S.L.	2C4063K	5	Se ajusta a las características

							solicitadas, sin mejoras ni deficiencias técnicas
				B. BRAUN SURGICAL S.A.	4540008	0	No dispone de contenedor rígido
				CARDIVA 2, SL	UFMC-10	20	Tapón distal antigoteo con filtro de purgado, especialmente útil con fármacos peligrosos. Excelente fijación al paciente por su ergonomía
				IZASA HOSPITAL, SLU	L-25915-250D1	5	Se ajusta a las características solicitadas, sin mejoras ni deficiencias técnicas
				PALEX MEDICAL,SA	F0100L	10	Tapón distal antigoteo, especialmente útil con fármacos peligrosos.
				VYGON S.A.U.	SFS1025P	5	Se ajusta a las características solicitadas, sin mejoras ni deficiencias

							técnicas
	65	SU.PC.SANI.01.05.15.000016	D45861	INFUSOR MEDICACION DE 60-300ml.-CAPACIDAD RESERVORIO:[100-150);VELOCIDAD DE INFUSION:[0-1);			
				BAXTER S.L.	2C2700K	5	Se ajusta a las características solicitadas, sin mejoras ni deficiencias técnicas
				B. BRAUN MEDICAL S.A.	C100005	0	No dispone de contenedor rígido
				CARDIVA 2, SL	UFSC-0.5	20	Tapón distal antigoteo con filtro de purgado, especialmente útil con fármacos peligrosos. Excelente fijación al paciente por su ergonomía
				IZASA HOSPITAL, SLU	L-25915-100D7	5	Se ajusta a las características solicitadas, sin mejoras ni deficiencias técnicas
				PALEX MEDICAL,SA	F0005M	10	Tapón distal antigoteo, especialmente útil con

							fármacos peligrosos.
				VYGON S.A.U.	SFS1001WP	5	Se ajusta a las características solicitadas, sin mejoras ni deficiencias técnicas
	66	SU.PC.SANI.01.05.15.000016	D45866	INFUSOR MEDICACION DE 60-300ml.-CAPACIDAD RESERVORIO:[100-150);VELOCIDAD DE INFUSION:[1-2);			
				BAXTER S.L.	2C2701K	5	Se ajusta a las características solicitadas, sin mejoras ni deficiencias técnicas
				CARDIVA 2, SL	AFSC-1	20	Tapón distal antigoteo con filtro de purgado, especialmente útil con fármacos peligrosos. Excelente fijación al paciente por su ergonomía
				IZASA HOSPITAL, SLU	L-25915-100D3	5	Se ajusta a las características solicitadas, sin mejoras ni deficiencias

							técnicas
				PALEX MEDICAL,SA	F0010M	10	Tapón distal antigoteo, especialmente útil con fármacos peligrosos.
				VYGON S.A.U.	SFS1003DP	5	Se ajusta a las características solicitadas, sin mejoras ni deficiencias técnicas
	67	SU.PC.SANI.01.05.15.000016	D62094	INFUSOR MEDICACION DE 60-300ml.-CAPACIDAD RESERVORIO:[150-200);VELOCIDAD DE INFUSION:[1-2);			
				CARDIVA 2, SL	UFNC-1	20	Tapón distal antigoteo con filtro de purgado, especialmente útil con fármacos peligrosos. Excelente fijación al paciente por su ergonomía
				IZASA HOSPITAL, SLU	L-25915-150D7	5	Se ajusta a las características solicitadas, sin mejoras ni deficiencias técnicas

	68	SU.PC.SANI.01.05.15.000016	F20142	INFUSOR MEDICACION DE 60-300ml.-CAPACIDAD RESERVORIO:[100-150);VELOCIDAD DE INFUSION:[2-3);			
				BAXTER S.L.	2C4711K	5	Se ajusta a las características solicitadas, sin mejoras ni deficiencias técnicas
				B. BRAUN MEDICAL S.A.	C100020	0	No dispone de contenedor rígido
				B. BRAUN SURGICAL S.A.	4540016	0	No dispone de contenedor rígido
				CARDIVA 2, SL	UFSC-2	20	Tapón distal antigoteo con filtro de purgado, especialmente útil con fármacos peligrosos. Excelente fijación al paciente por su ergonomía
				IZASA HOSPITAL, SLU	L-25915-100D2	5	Se ajusta a las características solicitadas, sin mejoras ni deficiencias técnicas

				PALEX MEDICAL,SA	F0020M	10	Tapón distal antigoteo, especialmente útil con fármacos peligrosos.
				VYGON S.A.U.	SFS1002DP	5	Se ajusta a las características solicitadas, sin mejoras ni deficiencias técnicas
	69	SU.PC.SANI.01.05.15.000016	F20374	INFUSOR MEDICACION DE 60-300ml.-CAPACIDAD RESERVORIO:[60-100);VELOCIDAD DE INFUSION:[2-3);			
				BAXTER S.L.	2C1071KJP	5	Se ajusta a las características solicitadas, sin mejoras ni deficiencias técnicas
				B. BRAUN SURGICAL S.A.	4540010	0	No dispone de contenedor rígido
				CARDIVA 2, SL	UFTC-2	20	Tapón distal antigoteo con filtro de purgado, especialmente útil con fármacos peligrosos. Excelente fijación al paciente por su ergonomía

				IZASA HOSPITAL, SLU	L-25915-065D1	5	Se ajusta a las características solicitadas, sin mejoras ni deficiencias técnicas
				PALEX MEDICAL,SA	F0020S	10	Tapón distal antigoteo, especialmente útil con fármacos peligrosos.
	70	SU.PC.SANI.01.05.15.000016	F21737	INFUSOR MEDICACION DE 60-300ml.-CAPACIDAD RESERVORIO:[300-500];VELOCIDAD DE INFUSION:[2-3);			
				BAXTER S.L.	2C2008K	20	Mejor sistema de purgado antiderrames. Más fácil de fijar en el paciente
				PALEX MEDICAL,SA	INF3150-2	5	Se ajusta a las características solicitadas, sin mejoras ni deficiencias técnicas
	71	SU.PC.SANI.01.05.15.200002	B39266	LINEA INFUSION BOMBA PCA-Longitud de la línea:[100-200);			
				BECTON DICKINSON S.A.	PCA00004	0	La referencia ofertada no se encuentra en el ámbito del código genérico

							solicitado al tener una longitud de 250 cm.
	72	SU.PC.SANI.01.05.20.000001	NIVEL CÓD. UNIVERSAL	FILTRO ELIMINACION PARTICULAS Y AIRE 0.20µm. C/LINEA-			
				BECTON DICKINSON S.A.	C20350	5	Se ajusta a las características solicitadas, sin mejoras ni deficiencias técnicas
				ICU MEDICAL, SL	011-H3352	0	Sin pinza de cierre
					011-H2741	0	Sin pinza de cierre
				INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	CD0500	0	Filtro tamaño neonatal con línea de diámetro micro.
				PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L.	309.0484	0	Línea inferior a 15 cm.
	73	SU.PC.SANI.01.05.20.000002	C29254	FILTRO PARA MEZCLAS COMPLETAS DE NUTRIENTES 1.20µm.-Forma del filtro:rectangular;Tipo conexión:luer-lock;Capacidad filtración aire:[0-1);Capacidad filtración líquidos:[1-5];PVC:si;			
				INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	CD-1400	5	Se ajusta a las características solicitadas, sin mejoras ni

							deficiencias técnicas
				PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L.	309.1532	0	No tiene línea de prolongación
	74	SU.PC.SANI.01.05.20.000002	C50332	FILTRO PARA MEZCLAS COMPLETAS DE NUTRIENTES 1.20µm.-Forma del filtro:redondo;Tipo conexión:luer-lock;Capacidad filtración aire:[0-1);Capacidad filtración líquidos:[1-5];PVC:si;			
				INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	CD-1500	5	Se ajusta a las características solicitadas, sin mejoras ni deficiencias técnicas
				PALL ESPAÑA, SAU	NLF1E	0	Presión de trabajo soportada inferior a 3,1 bar (45 psi)
	75	SU.PC.SANI.01.05.20.006000	C34776	FILTRO ELIMINACION PARTICULAS Y AIRE 0.20µm.-Forma del filtro:redondo;Tipo conexión:luer-lock;Capacidad filtración aire:[0-1);Capacidad filtración líquidos:[0-1);PVC:no;			
				BECTON DICKINSON S.A.	FP-02	5	Se ajusta a las características solicitadas, sin mejoras ni deficiencias técnicas

				INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	A-6704	5	Se ajusta a las características solicitadas, sin mejoras ni deficiencias técnicas
				PALL ESPAÑA, SAU	AEF1NTE	5	Se ajusta a las características solicitadas, sin mejoras ni deficiencias técnicas
				PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L.	309.0483	1	Conexión inestable y poco segura
				VYGON S.A.U.	80922	1	Sin tapón de protección en conexiones
	76	SU.PC.SANI.01.05.20.015000	C24503	FILTRO MEMBRANA PES 0.22µm-Forma del filtro:redondo;Tipo conexión:luer-lock;Capacidad filtración aire:[0-1);Capacidad filtración líquidos:[0-1);PVC:no;			
				BECTON DICKINSON S.A.	MFX1827	5	Se ajusta a las características solicitadas, sin mejoras ni deficiencias técnicas
				INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	A-6332	5	Se ajusta a las características solicitadas, sin mejoras ni deficiencias técnicas

				PALL ESPAÑA, SAU	HP1002	20	Alto soporte de presión en la línea. Flujo alto y escaso espacio muerto
				PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L.	90003091531	0	Se solicita un filtro de forma redonda
	77	SU.PC.SANI.01.05.20.200002	C01075	TRASVASADOR LIQUIDOS POR JERINGA C/ FILTRO AIRE-Capacidad filtración: aire:[0-1);Capacidad filtración: líquidos:[0-1);			
				INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	CH010009	5	Se ajusta a las características solicitadas, sin mejoras ni deficiencias técnicas
				PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L.	803.0656	0	No dispone de punzón metálico. Deficiente apertura del blister
	78	SU.PC.SANI.01.05.20.200003	D07952	TRASVASADOR LIQUIDOS POR JERINGA C/ DOBLE FILTRO-Capacidad filtración: aire:[0-1);Capacidad filtración: líquidos:[0-1);			
				INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	CH010011Y	0	No dispone de válvula bidireccional
				INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	CH010012Y	0	No dispone de válvula bidireccional
				LABORATORIOS CAIR ESPAÑA, SLU	EL502	5	Se ajusta a las

							características solicitadas, sin mejoras ni deficiencias técnicas
				PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L.	309.0482	0	No dispone de válvula bidireccional
	79	SU.PC.SANI.01.05.20.200006	B45075	TRASVASADOR LIQUIDOS SIMPLE - GC			
				BECTON DICKINSON S.A.	TR-3	15	Punzón más robusto y con un bisel de penetración más adecuado
				PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L.	804.0663	5	Se ajusta a las características solicitadas, sin mejoras ni deficiencias técnicas
	80	SU.PC.SANI.01.05.20.200008	D34884	TRASVASADOR LIQUIDOS POR JERINGA C/ FILTRO DE AIRE Y MUELLE-VALVULA-Capacidad filtración: aire:[1-5];Capacidad filtración: líquidos:[0-1);			
				BECTON DICKINSON S.A.	MFX2250EV	0	La referencia ofertada no se encuentra en el ámbito del código genérico solicitado al tener una capacidad

							inferior de filtración
				ICU MEDICAL, SL	034-CH-14	20	Ergonomía más adecuada en la punción del dispositivo. Conector con una membrana más resistente a fármacos peligrosos
				LABORATORIOS CAIR ESPAÑA, SLU	EL508	5	Se ajusta a las características solicitadas, sin mejoras ni deficiencias técnicas
				PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L.	803.0659	5	Se ajusta a las características solicitadas, sin mejoras ni deficiencias técnicas
	81	SU.PC.SANI.01.05.99.300000	B46572	MANGUITO DE PRESION PARA EQ.GOTEO 500ml. - GC			
				GARRIC MEDICA S.L.	4301800012	5	Se ajusta a las características solicitadas, sin mejoras ni deficiencias técnicas

				PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L.	RU500PGT	5	Se ajusta a las características solicitadas, sin mejoras ni deficiencias técnicas
				VYAIRE MEDICAL, S.L.U	IN800012	20	Tejido más resistente para un uso duradero en cuidados intensivos
	82	SU.PC.SANI.01.05.99.301000	B61076	MANGUITO DE PRESION PARA EQ.GOTEO 1000ml. - GC			
				GARRIC MEDICA S.L.	4301900012	5	Se ajusta a las características solicitadas, sin mejoras ni deficiencias técnicas
				PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L.	RU1000PGT	5	Se ajusta a las características solicitadas, sin mejoras ni deficiencias técnicas
				VYAIRE MEDICAL, S.L.U	IN900012	20	Tejido más resistente para un uso duradero en cuidados intensivos
	83	SU.PC.SANI.01.05.99.310000	B38236	REGLA MEDIR PRESION VENOSA CENTRAL - GC			
				LABORATORIOS CAIR ESPAÑA, SLU	MP100	5	Se ajusta a las

							características solicitadas, sin mejoras ni deficiencias técnicas
	84	SU.PC.SANI.01.05.99.400005	E27041	FUNDA FOTOPROTECTORA P/ BOLSA INFUSION-Capacidad de la bolsa:(2000-3500];			
				BAXTER S.L.	5194	20	Bolsa más fuerte y resistente. Buen sistema de cierre
				INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	CH000007	5	Se ajusta a las características solicitadas, sin mejoras ni deficiencias técnicas
	85	SU.PC.SANI.01.05.99.400005	E27042	FUNDA FOTOPROTECTORA P/ BOLSA INFUSION-Capacidad de la bolsa:(500-1000];			
				BAXTER S.L.	5195	20	Bolsa más fuerte y resistente. Buen sistema de cierre
				INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	CH000004	5	Se ajusta a las características solicitadas, sin mejoras ni deficiencias técnicas

	86	SU.PC.SANI.01.05.99.400005	E27067	FUNDA FOTOPROTECTORA P/ BOLSA INFUSION-Capacidad de la bolsa:(250-500];			
				INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	CH000004a	5	Se ajusta a las características solicitadas, sin mejoras ni deficiencias técnicas

Una vez reunida la comisión de valoración en la fecha indicada en el encabezamiento del informe, se procede a la elaboración del mismo, teniendo en cuenta el análisis de las muestras y ofertas de las empresas licitadoras, lo cual se transcribe a este informe, firmando el mismo a fecha 23 de marzo de 2021.

UTRM. Plataforma Logística Sanitaria J. de Bloque de Urgencias

* Los datos de carácter personal no aparecen relacionados en esta copia del Informe original firmado. Tal como determina el artículo 63 apartados 3 e) y 5 de la ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector:

"En todo caso deberá publicarse el informe de valoración de los criterios de adjudicación cuantificables mediante un juicio de valor de cada una de las ofertas".

El original de este informe obra en el expediente, pudiendo el interesado acceder al mismo, tal como determina el artículo 52.1 de la ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Publico:

"1. Si el interesado desea examinar el expediente de contratación de forma previa a la interposición del recurso especial, deberá solicitarlo al órgano de contratación, el cual tendrá la obligación de ponerlo de manifiesto sin perjuicio de los límites de confidencialidad establecidos en la Ley."