SUMINISTRO DE UN BIÓMETRO DE NO CONTACTO PARA EL SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA DE LA AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL (A.S.S.01/2021)

APERTURA SOBRE ÚNICO Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN

Las empresas que han presentado ofertas para el procedimiento son:

- WM BLOSS, S.A.
- CARL ZEISS MEDITEC IBERIA, S.A.

La empresa ELIN MÉDICA, S.L. ha presentado oferta fuera de plazo, en la plataforma de licitación electrónica SIREC.

Conforme al artículo 159.6 de la Ley de Contratos del Sector Público, el contrato se adjudicará mediante procedimiento supersimplificado. Por lo que los criterios de adjudicación serán cuantificables mediante la aplicación de fórmulas.

INFORME DE VALORACIÓN RELATIVO A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VALORADOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VALORADOS MEDIANTE FÓRMULAS	**PUNTUACIÓN (100 puntos)**
Oferta económica. La máxima puntuación (20 puntos) la obtendrá la oferta económica más baja de las admitidas, y la mínima puntuación (0 puntos) la obtendrá la oferta económica que coincida con el presupuesto de licitación. Las ofertas intermedias tendrán la puntuación que les corresponda de acuerdo con un criterio de proporcionalidad lineal entre los valores máximos (máxima puntuación), y mínimos (mínima puntuación) indicados anteriormente. Se aplicará la siguiente fórmula para la obtención de la puntuación (X) de cada oferta económica (Of) admitida: X =Max * (PL – Of)/ (PL – OMB) siendo, PL= Presupuesto de Licitación (en euros) Max= Puntuación máxima de la proposición económica OMB= Oferta Más Baja (en euros) Of= Oferta económica de la empresa (en euros)	**20 puntos.**
Plazo de entrega. Las entidades licitadoras deberán expresar claramente el plazo de entrega del suministro y su valoración se realizará de la siguiente forma: - Plazo de entrega de 20 días: 0 punto. - Plazo de entrega entre 15 y 19 días, ambos inclusive: 3 puntos. - Plazo de entrega entre 10 y 14 días, ambos inclusive: 5 puntos. - Plazo de entrega menor a 10 días: 10 puntos.	**10 puntos.**
Oferta técnica (La valoración de cada ítems se realizará dándole la puntuación establecida en el caso de que cumpla con lo indicado en el concepto de cada ítem).	**70 puntos.**
Interfaz de usuario fácil e intuitivo que facilita la toma de las medidas.	3
Cumplimiento de las medidas biométricas que deberá determinar y rangos establecidos mínimos: - Grosor corneal. Rango entre 300 – 800 micras - Longitud axial. Rango entre 14 y 32mm - Queratometría. Rango de radio de curvatura corneal entre 5 y 10mm. - Profundidad de la cámara anterior. Rango entre 1.5 y 6.5mm. - Distancia blanco/ blanco. Rango entre 8 y 16 mm. - Diámetro de la pupila. Rango entre 2 y 13 mm, incluye posición del eje óptico con relación al centro del iris o la pupila.	4
Fórmulas de cálculo de lentes intraoculares incorporadas en el propio equipo: Haigis, HofferQ, Holladay, SRK, II y SRK/T.	2
Inclusión de la fórmula Barret para utilizar la cara posterior de la córnea como dato en los cálculos.	5
Posibilidad de personalizar las constantes de las IOL según los resultados post operatorios obtenidos.	3

Posibilidad de ampliación a fórmulas utilizando la inteligencia artificial y conectado a red.	5
Que la captura se realice automáticamente sin intervención del operador.	5
Posibilidad de calcular una única IOL con cuatro fórmulas distintas con un único cálculo del equipo.	6
Posibilidad de medir en la misma toma, las mediciones de la longitud axial, queratometría, espesor corneal y espesor del cristalino.	7
Dotación en el propio instrumento de la base de datos de lentes con posibilidad de clasificarse según cirujano.	6
El equipo permite visualizar y editar el anagrama de la medida, con el fin de corregir posibles errores de medida.	7
El equipo dispone de plataforma flexible, con modo automático o manual para tratamientos personalizados.	3
El equipo aporta la fórmula Shammas NO-History para pacientes operados de cirugía refractiva sin historia previa.	6
El equipo permite la posibilidad de implementar informes de monitorización de la miopía, efectividad y seguimiento de los tratamientos.	5
El equipo permite tanto la impresión de datos como la transmisión de los mismos al sistema de gestión hospitalaria.	3

OFERTA ECONÓMICA

LOTE	UDS.	CONCEPTO	PRECIO UNIT.	IVA	IMPORTE IVA	IMPORTE TOTAL IVA INCLUIDO
1	1	EQUIPO DE BIOMETRÍA NO CONTACTO	_____	21%	_____	_____

PLAZO DE ENTREGA

PLAZO DE ENTREGA	
Indicar el plazo de entrega del equipo.	____ días

OFERTA TÉCNICA

CONCEPTO	INDICAR SI/NO
Interfaz de usuario fácil e intuitivo que facilita la toma de las medidas.	____
Cumplimiento de las mMedidas biométricas que deberá determinar y rangos establecidos mínimos: - Grosor corneal. Rango entre 300 - 800 micras - Longitud axial. Rango entre 14 y 32mm - Queratometría. Rango de radio de curvatura corneal entre 5 y 10mm. - Profundidad de la cámara anterior. Rango entre 1.5 y 6.5mm.	____

- Distancia blanco/ blanco. Rango entre 8 y 16 mm. - Diámetro de la pupila. Rango entre 2 y 13 mm, incluye posición del eje óptico con relación al centro del iris o la pupila.	
Fórmulas de cálculo de lentes intraoculares incorporadas en el propio equipo: Haigis, HofferQ, Holladay, SRK, II y SRK/T.	____
Inclusión de la fórmula Barret para utilizar la cara posterior de la córnea como dato en los cálculos.	____
Posibilidad de personalizar las constantes de las IOL según los resultados post operatorios obtenidos.	____
Posibilidad de ampliación a fórmulas utilizando la inteligencia artificial y conectado a red.	____
Que la captura se realice automáticamente sin intervención del operador.	____
Posibilidad de calcular una única IOL con cuatro fórmulas distintas con un único cálculo del equipo.	____
Posibilidad de medir en la misma toma, las mediciones de la longitud axial, queratometría, espesor corneal y espesor del cristalino.	____
Dotación en el propio instrumento de la base de datos de lentes con posibilidad de clasificarse según cirujano.	____
El equipo permite visualizar y editar el anagrama de la medida, con el fin de corregir posibles errores de medida.	____
El equipo dispone de plataforma flexible, con modo automático o manual para tratamientos personalizados.	____
El equipo aporta la fórmula Shammas NO-History para pacientes operados de cirugía refractiva sin historia previa.	____
El equipo permite la posibilidad de implementar informes de monitorización de la miopía, efectividad y seguimiento de los tratamientos.	____
El equipo permite tanto la impresión de datos como la transmisión de los mismos al sistema de gestión hospitalaria.	____

Junta de Andalucía
Consejería de Salud y Familias
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA
COSTA DEL SOL

CARL ZEISS MEDITEC IBERIA, S.A.

OFERTA ECONÓMICA

LOTE	UDS.	CONCEPTO	PRECIO UNIT.	IVA	IMPORTE IVA	IMPORTE TOTAL IVA INCLUIDO
1	1	EQUIPO DE BIOMETRÍA NO CONTACTO	33.000,00 €	21%	6.930,00 €	39.930,00 €

PLAZO DE ENTREGA

PLAZO DE ENTREGA	
Indicar el plazo de entrega del equipo.	9 días

OFERTA TÉCNICA

CONCEPTO	INDICAR SI/NO
Interfaz de usuario fácil e intuitivo que facilita la toma de las medidas.	SI
Cumplimiento de las mMedidas biométricas que deberá determinar y rangos establecidos mínimos: - Grosor corneal. Rango entre 300 – 800 micras - Longitud axial. Rango entre 14 y 32mm - Queratometría. Rango de radio de curvatura corneal entre 5 y 10mm. - Profundidad de la cámara anterior. Rango entre 1.5 y 6.5mm. - Distancia blanco/ blanco. Rango entre 8 y 16 mm. - Diámetro de la pupila. Rango entre 2 y 13 mm, incluye posición del eje óptico con relación al centro del iris o la pupila.	NO
Fórmulas de cálculo de lentes intraoculares incorporadas en el propio equipo: Haigis, HofferQ, Holladay, SRK, II y SRK/T.	SI
Inclusión de la fórmula Barret para utilizar la cara posterior de la córnea como dato en los cálculos.	SI
Posibilidad de personalizar las constantes de las IOL según los resultados post operatorios obtenidos.	SI
Posibilidad de ampliación a fórmulas utilizando la inteligencia artificial y conectado a red.	SI
Que la captura se realice automáticamente sin intervención del operador.	SI

Posibilidad de calcular una única IOL con cuatro fórmulas distintas con un único cálculo del equipo.	SI
Posibilidad de medir en la misma toma, las mediciones de la longitud axial, queratometría, espesor corneal y espesor del cristalino.	SI
Dotación en el propio instrumento de la base de datos de lentes con posibilidad de clasificarse según cirujano.	SI
El equipo permite visualizar y editar el anagrama de la medida, con el fin de corregir posibles errores de medida.	SI
El equipo dispone de plataforma flexible, con modo automático o manual para tratamientos personalizados.	SI
El equipo aporta la fórmula Shammas NO-History para pacientes operados de cirugía refractiva sin historia previa.	NO
El equipo permite la posibilidad de implementar informes de monitorización de la miopía, efectividad y seguimiento de los tratamientos.	NO
El equipo permite tanto la impresión de datos como la transmisión de los mismos al sistema de gestión hospitalaria.	SI

WM BLOSS, S.A.

OFERTA ECONÓMICA

LOTE	UDS.	CONCEPTO	PRECIO UNIT.	IVA	IMPORTE IVA	IMPORTE TOTAL IVA INCLUIDO
1	1	EQUIPO DE BIOMETRÍA NO CONTACTO	33.200,00 €	21%	6.972,00 €	40.172,00 €

PLAZO DE ENTREGA

PLAZO DE ENTREGA	
Indicar el plazo de entrega del equipo.	8 días

OFERTA TÉCNICA

CONCEPTO	INDICAR SI/NO
Interfaz de usuario fácil e intuitivo que facilita la toma de las medidas.	SI
Cumplimiento de las mMedidas biométricas que deberá determinar y rangos establecidos mínimos: - Grosor corneal. Rango entre 300 – 800 micras - Longitud axial. Rango entre 14 y 32mm - Queratometría. Rango de radio de curvatura corneal entre 5 y 10mm. - Profundidad de la cámara anterior. Rango entre 1.5 y 6.5mm. - Distancia blanco/ blanco. Rango entre 8 y 16 mm. - Diámetro de la pupila. Rango entre 2 y 13 mm, incluye posición del eje óptico con relación al centro del iris o la pupila.	SI
Fórmulas de cálculo de lentes intraoculares incorporadas en el propio equipo: Haigis, HofferQ, Holladay, SRK, II y SRK/T.	SI
Inclusión de la fórmula Barret para utilizar la cara posterior de la córnea como dato en los cálculos.	SI
Posibilidad de personalizar las constantes de las IOL según los resultados post operatorios obtenidos.	SI
Posibilidad de ampliación a fórmulas utilizando la inteligencia artificial y conectado a red.	SI
Que la captura se realice automáticamente sin intervención del operador.	SI
Posibilidad de calcular una única IOL con cuatro fórmulas distintas con un único cálculo del equipo.	SI
Posibilidad de medir en la misma toma, las mediciones de la longitud axial, queratometría, espesor corneal y espesor del cristalino.	SI
Dotación en el propio instrumento de la base de datos de lentes con posibilidad de clasificarse según cirujano.	SI
El equipo permite visualizar y editar el anagrama de la medida, con el fin de corregir posibles errores de medida.	SI
El equipo dispone de plataforma flexible, con modo automático o manual para tratamientos personalizados.	SI
El equipo aporta la fórmula Shammas NO-History para pacientes operados de cirugía	SI

refractiva sin historia previa.	
El equipo permite la posibilidad de implementar informes de monitorización de la miopía, efectividad y seguimiento de los tratamientos.	SI
El equipo permite tanto la impresión de datos como la transmisión de los mismos al sistema de gestión hospitalaria.	SI

La puntuación total de criterios de adjudicación valorados mediante aplicación de fórmulas otorgada es la siguiente:

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VALORADOS MEDIANTE FÓRMULAS	BLOSS	CARL ZEISS
Oferta económica. La máxima puntuación (20 puntos) la obtendrá la oferta económica más baja de las admitidas, y la mínima puntuación (0 puntos) la obtendrá la oferta económica que coincida con el presupuesto de licitación. Las ofertas intermedias tendrán la puntuación que les corresponda de acuerdo con un criterio de proporcionalidad lineal entre los valores máximos (máxima puntuación), y mínimos (mínima puntuación) indicados anteriormente. Se aplicará la siguiente fórmula para la obtención de la puntuación (X) de cada oferta económica (Of) admitida: X =Max * (PL – Of)/ (PL – OMB) siendo, PL= Presupuesto de Licitación (en euros) Max= Puntuación máxima de la proposición económica OMB= Oferta Más Baja (en euros) Of= Oferta económica de la empresa (en euros)	**13,85**	**20**
Plazo de entrega. Las entidades licitadoras deberán expresar claramente el plazo de entrega del suministro y su valoración se realizará de la siguiente forma: - Plazo de entrega de 20 días: 0 punto. - Plazo de entrega entre 15 y 19 días, ambos inclusive: 3 puntos. - Plazo de entrega entre 10 y 14 días, ambos inclusive: 5 puntos. - Plazo de entrega menor a 10 días: 10 puntos.	**10**	**10**
Oferta técnica (La valoración de cada ítems se realizará dándole la puntuación establecida en el caso de que cumpla con lo indicado en el concepto de cada ítem).		
Interfaz de usuario fácil e intuitivo que facilita la toma de las medidas.	3	3
Cumplimiento de las medidas biométricas que deberá determinar y rangos establecidos mínimos: - Grosor corneal. Rango entre 300 – 800 micras - Longitud axial. Rango entre 14 y 32mm - Queratometría. Rango de radio de curvatura corneal entre 5 y 10mm. - Profundidad de la cámara anterior. Rango entre 1.5 y 6.5mm. - Distancia blanco/ blanco. Rango entre 8 y 16 mm. - Diámetro de la pupila. Rango entre 2 y 13 mm, incluye posición del eje óptico con relación al centro del iris o la pupila.	4	0

Fórmulas de cálculo de lentes intraoculares incorporadas en el propio equipo: Haigis, HofferQ, Holladay, SRK, II y SRK/T.	2	2
Inclusión de la fórmula Barret para utilizar la cara posterior de la córnea como dato en los cálculos.	5	5
Posibilidad de personalizar las constantes de las IOL según los resultados post operatorios obtenidos.	3	3
Posibilidad de ampliación a fórmulas utilizando la inteligencia artificial y conectado a red.	5	5
Que la captura se realice automáticamente sin intervención del operador.	5	5
Posibilidad de calcular una única IOL con cuatro fórmulas distintas con un único cálculo del equipo.	6	6
Posibilidad de medir en la misma toma, las mediciones de la longitud axial, queratometría, espesor corneal y espesor del cristalino.	7	7
Dotación en el propio instrumento de la base de datos de lentes con posibilidad de clasificarse según cirujano.	6	6
El equipo permite visualizar y editar el anagrama de la medida, con el fin de corregir posibles errores de medida.	7	7
El equipo dispone de plataforma flexible, con modo automático o manual para tratamientos personalizados.	3	3
El equipo aporta la fórmula Shammas NO-History para pacientes operados de cirugía refractiva sin historia previa.	6	0
El equipo permite la posibilidad de implementar informes de monitorización de la miopía, efectividad y seguimiento de los tratamientos.	5	0
El equipo permite tanto la impresión de datos como la transmisión de los mismos al sistema de gestión hospitalaria.	3	3
	93,85	**85,00**

Marbella, a 26 de julio de 2.021

Francisco J. Gutiérrez Díaz

Responsable de Compras

Ángeles Pérez Aísa

P.O

Directora Médico

Esta es la propuesta que se formula en relación con el expediente de contratación referido. Asimismo, de conformidad con el artículo 159.6 de la Ley de Contratos del Sector Público, se acuerda elevar al Órgano de Contratación propuesta para adjudicar el procedimiento a la empresa que ha obtenido la mayor puntuación.