A C T A

MESA DE CONTRATACIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL INFORME TÉCNICO DE VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEPENDIENTES DE UN JUICIO DE VALOR Y APERTURA DEL SOBRE ELECTRÓNICO Nº 3, RELATIVO A LA OFERTA ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN PARA SU VALORACIÓN CONFORME A CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN AUTOMÁTICOS Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ABIERTO NÚM. 41/21 (EXPTE. 1171/2021)

En Córdoba, siendo las doce horas del día 26 de octubre de 2021, se reúne la Mesa de Contratación del Hospital Universitario Reina Sofía, centro donde está ubicada la Plataforma de Logística Sanitaria de Córdoba, con la asistencia de las personas que a continuación se citan, para proceder al examen y aprobación del informe técnico de valoración de los criterios de adjudicación dependientes de un juicio de valor, así como proceder a la apertura del sobre electrónico nº 3, que contiene la oferta económica y la documentación técnica para su valoración conforme a criterios de adjudicación automáticos, así como elevar propuesta de adjudicación, de las empresas ofertantes en el Procedimiento Abierto núm. 1171/2021 (PA 41/21), convocado para la contratación del Suministro con instalación de dos sistemas de telemetría cardíaca para el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba (PA 41/21)

PRESIDENTA
Dª María Luisa García Alijo
Subdirectora de Contratación Administrativa HURS

VOCALES
D. Javier I. Corral Martín
Letrado Jefe de la Asesoría Jurídica Provincial del S.A.S.

Dª. Guadalupe Aguilera Ortiz
Interventora Provincial

D. Gregorio Jurado Cáliz
Jefe de Servicio de Contratación Administrativa

SECRETARIA
Dª Inmaculada Gómez Crespo
Técnico de Función Administrativa

Constituida la Mesa de Contratación, se procede, en primer lugar, a aprobar, por unanimidad, el acta de la sesión del pasado 13 de octubre de 2021.

A continuación, la Mesa procede al examen del Informe Técnico emitido por la Comisión Técnica encargada de la valoración de los criterios dependientes de un juicio de valor, acordándose por unanimidad su aprobación.

Queda admitida, al cumplir las prescripciones técnicas obligatorias del expediente y, por tanto, puede continuar en el proceso de valoración de criterios de adjudicación automáticos, la siguiente empresa:

PHILIPS IBÉRICA, S.A.

Código:	6hWMS757PFIRMAw40Th5x4WHBPZhBR	Fecha	26/11/2021
Firmado Por	MARIA LUISA GARCIA ALIJO		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	1/13

Queda excluida del procedimiento de licitación la empresa **PROYECTOS HOSPITALARIOS INTERNACIONAL, S.A.**, al no superar el umbral mínimo aplicable a los criterios de adjudicación no automáticos.

A continuación, la Secretaria de la Mesa de Contratación procede a realizar la apertura del sobre electrónico nº 3 de la empresa **PHILIPS IBÉRICA, S.A.,** donde figuran la oferta económica y la documentación evaluable mediante criterios de adjudicación automáticos.

Tras dicha apertura, se comprueba que la citada empresa ha presentado los anexos VIII (Declaración responsable de la adecuación de los bienes objeto del suministro al cumplimiento de las disposiciones específicas en materia de seguridad y salud), IX y IX-bis (Sistema de gestión de prevención de riesgos laborales), con firma manuscrita y no con firma electrónica. La Mesa acuerda que se solicite la subsanación de la citada documentación, en fase de verificación de la documentación.

A continuación, la Mesa de Contratación procede a realizar la valoración de la oferta admitida conforme a criterios de evaluación automática y unirla a la valoración de los criterios dependientes de un juicio de valor, ya realizada. Efectuado el estudio de la ponderación de los criterios de adjudicación establecidos en el Anexo al Cuadro Resumen, tanto dependientes de un juicio de valor como de evaluación automática, queda determinada la propuesta de adjudicación a favor de la empresa **PHILIPS IBÉRICA, S.A.**, detallada en el **ANEXO** adjunto a la presente acta, estando condicionada a que la empresa propuesta como adjudicataria presente el Anexo VIII, IX y IX-bis firmados electrónicamente, como se ha indicado arriba.

Por unanimidad, los miembros de la Mesa de Contratación acuerdan elevar al Órgano de Contratación la proposición junto con el acta y la propuesta de adjudicación.

Cada uno de los miembros de la mesa de contratación asistentes, manifiestan la ausencia de conflicto de intereses en la presente licitación de acuerdo al artículo 64 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

No habiendo más asuntos que tratar, la Presidenta de la Mesa de Contratación levantó la sesión a las trece horas del día indicado al principio del acta.

De todo lo anterior, yo, la Secretaria, doy fe.

Vº Bº
LA PRESIDENTA

LA SECRETARIA

Firmado por GOMEZ CRESPO INMACULADA - 30953855H el dï¿½a 22/11/2021 con un certificado emitido por AC FNMT Usuarios

Código:	6hWMS757PFIRMAw4OTh5x4WHBPZhBR	Fecha	26/11/2021
Firmado Por	MARIA LUISA GARCIA ALIJO		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	2/13

ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 26/10/21

INFORME TÉCNICO DE VALORACIÓN DE CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS SOBRE LAS OFERTAS RECIBIDAS AL EXPEDIENTE PA 41/21 PARA EL SUMINISTRO CON INSTALACION DE DOS SISTEMAS DE TELEMETRÍA CARDÍACA PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFIA DE CÓRDOBA

Objeto del informe

El presente informe se realiza con el objeto de evaluar las ofertas presentadas por los licitadores al expediente de contratación PA 41/21 para el suministro con instalación de dos sistemas de telemetría cardíaca para el Hospital Universitario Reina Sofia de Córdoba.

Se han presentado las siguientes ofertas y licitadores:

PHILIPS IBERICA S.A. (SOCIEDAD UNIPERSONAL) - OFERTA1 (en adelante: O1)

PROYECTOS HOSPITALARIOS INTERNACIONAL, S.A – OFERTA2 (en adelante O2)

A continuación, se evalúa la adecuación de las ofertas a las características técnicas obligatorias exigidas y se valoran las características adicionales valorables. La evaluación se realiza para cada uno de los lotes, analizando por cada lote todas las características indicadas en el punto 1.3.1 del Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT).

Evaluación del Lote 1: Suministro e instalación de un sistema de telemetría cardíaca para el módulo de hospitalización 2ªC del Hospital General.

Evaluación de las características técnicas obligatorias

TRANSMISORES:

- 16 transmisores.
  - O1 - CUMPLE
  - O2 - CUMPLE

- 20 baterías con bases de carga para al menos 16 baterías.
  - O1 - CUMPLE
  - O2 – CUMPLE, pero no se especifica como es cada una de las estaciones de carga (individuales o para varias baterías)

- Monitorización de ECG
  - O1 - CUMPLE
  - O2 - CUMPLE

- Monitorización de pulsioximetría (curva/gráfico y valor de SpO2), con sensor de pulsioximetría para al menos 6 transmisores
  - O1 - CUMPLE
  - O2 – CUMPLE

- Pantalla de fácil manejo, se valorará que sea táctil.
  - O1 – pantalla táctil Tamaño 2,8”

Código:	6hWMS757PFIRMAw40Th5x4WHBPZhBR	Fecha	26/11/2021
Firmado Por	MARIA LUISA GARCIA ALIJO		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	3/13

- O2 – la pantalla de los transmisores no es táctil y su tamaño es de 2,3”

- Uso con batería de Ion litio recargable o similares con alta capacidad de autonomía, e intercambiable por el usuario.
  - O1 - CUMPLE
  - O2 – CUMPLE

- Posibilidad de visualizar diferentes curvas o datos en el propio transmisor.
  - O1 - CUMPLE
  - O2 – CUMPLE, pero no especifica sin son de forma simultánea y sin superposición de curvas

- Se deben incluir todos los elementos y accesorios necesarios para el funcionamiento de los transmisores.
  - O1 - CUMPLE
  - O2 - CUMPLE

CENTRAL MONITORIZACIÓN:

- Central de monitorización con licencia para al menos 16 puestos.
  - O1 - CUMPLE
  - O2 - CUMPLE

- ECG de diagnóstico de 12 derivaciones.
  - O1 - CUMPLE
  - O2 - CUMPLE

- Alarmas de los eventos producidos, tanto acústicas como visuales.
  - O1 - CUMPLE
  - O2 - CUMPLE

- Prioridades definibles por el usuario.
  - O1 - CUMPLE
  - O2 - CUMPLE

- Posibilidad exportación HL7.
  - O1 – CUMPLE, versiones 2.3 y 2.4, con capacidad de enviar alarmas a través de este protocolo
  - O2 – CUMPLE, versión 2.3.1, si bien se define que tiene la posibilidad de conectividad HL7, indica que no incluye el servidor del ICS (Windows 2012 y SQLServer 2012), que es necesario para esta finalidad.

- Revisión de los eventos y las alarmas.
  - O1 - CUMPLE
  - O2 - CUMPLE

Código:	6hWMS757PFIRMAw40Th5x4WHBPZhBR	Fecha	26/11/2021
Firmado Por	MARIA LUISA GARCIA ALIJO		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	4/13

- Análisis completo de arritmias.
  - O1 – CUMPLE, análisis completo de ECG, morfologías, y diagnósticos diferenciales.
  - O2 - CUMPLE

- Almacenamiento local de eventos de larga duración.
  - O1 – CUMPLE, 7 días
  - O2 – CUMPLE, 4 días

- Debe permitir visualizar lista de eventos e historial de alamas.
  - O1 - CUMPLE
  - O2 - CUMPLE

- 2 monitores de al menos 22”.
  - O1 – CUMPLE, 23”
  - O2 – CUMPLE, 24”

- Todos los elementos necesarios para realizar la instalación del sistema e infraestructura inalámbrica, incluyendo cableado, antenas, switches, etc.
  - O1 - CUMPLE
  - O2 – CUMPLE, no define cada uno de los componentes de comunicación (tecnología, frecuencias, switching…).

- Sistema con posibilidad de ampliación futura.
  - O1 - CUMPLE
  - O2 – CUMPLE

- Los componentes de electrónica de red incluidos en la oferta deben ser de uso empresarial y no doméstico (switches HPE, Cisco o similar).
  - O1 - CUMPLE
  - O2 – CUMPLE, no se define ninguno de los componentes de comunicación

Evaluación de las características adicionales valorables

En la oferta se recogen las siguientes de funcionalidades y características adicionales valorables solicitadas:

TELEMETRÍAS:

- Alarmas técnicas y fisiológicas en la propia telemetría.

Código:	6hWMS757PFIRMAw40Th5x4WHBPZhBR	Fecha	26/11/2021
Firmado Por	MARIA LUISA GARCIA ALIJO		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	5/13

- O1 –Refleja varios tipos de alarma técnicas y fisiológicas. Las detalla en profundidad. Permite 2 fisiológicas concurrentes
- O2 – Sólo indica que se pueden activar 2 alarmas técnicas y una fisiológica

- Que permita elegir una tecnología de saturación de oxígeno distinta a la del fabricante.
  - O1 – ADECUADA, Masimo SET
  - O2 – ADECUADA, Nellcor

- Que permita la posibilidad de medición de respiración a través de impedancia.
  - O1 – Lo permite de manera directa
  - O2 – Se realiza a través de un segundo equipo. Sólo para 1 equipos y a través de los monitores QUBE ofertados

- Que además del uso con baterías de litio o similares con alta capacidad de autonomía, también permita el uso de pilas convencionales
  - O1 - ADECUADA
  - O2 - ADECUADA

- La calidad de los materiales utilizados y la robustez de los transmisores.
  - O1 – ADECUADA
  - O2 - ADECUADA

- Resistencia a golpes y al agua. Incluir el grado de protección.
  - O1 – MUY BUENA, caídas de 1,2 metros e IPX7
  - O2 – ADECUADA, IPX7

- Que resista esterilización; el licitador deberá indicar el método adecuado para asegurar la esterilización de los equipos
  - O1 –Muy buena perfectamente especificada, STERRAD100NX o STERIS V-pro
  - O2 – ADECUADA

- Soporte para el transmisor durante el uso en un paciente que permita los movimientos del paciente.
  - O1 – ADECUADA, indica que es transparente e impermeable, utilizable en el aseo del paciente
  - O2 - ADECUADA

- Posibilidad de monitorización de la PNI.
  - O1 – NO INCLUIDA
  - O2 – ADECUADA PARCIALMENTE, solo para 2 equipos y a través de los monitores QUBE ofertados

CENTRAL:

Código:	6hWMS757PFIRMAw40Th5x4WHBPZhBR	Fecha	26/11/2021
Firmado Por	MARIA LUISA GARCIA ALIJO		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	6/13

ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 26/10/21

- Que incluya el HW y SW necesario para el acceso web, de modo que pueda ser accedida desde multiples ubicaciones, a través de cualquier PC hospitalario (sala de estar enfermería, despachos médicos, etc).
    - O1 - ADECUADA
    - O2 – NO DEFINIDA, no se indica que el acceso al sistema desde cualquier PC hospitalario sea a través de protocolos de conexión web

- Que incluya el HW y SW necesario para la exportación HL7.
    - O1 - ADECUADA
    - O2 – ADECUADA PARCIALMENTE, si bien se indica que cumple el estándar HL7, hace mención a que NO se incluye el servidor ICS

- Que los sectores de paciente sean configurables de forma independiente en tamaño y que aquellos sectores que no estén siendo utilizados, puedan ser minimizados para disponer de más área en los sectores activos.
    - O1 - ADECUADA
    - O2 - ADECUADA

- Que el volumen de la central se pueda ajustar de forma automática en función de la hora y del turno (mañana/noche).
    - O1 - ADECUADA
    - O2 - ADECUADA

- Que se pueda geolocalizar a los pacientes desde la central de monitorización en función de la antena a la que esté conectada la telemetría
    - O1 – DISPONE DE ESTE SISTEMA
    - O2 – NO, el sistema indica que emite un sonido cuando el paciente esta fuera de alcance, esta no es la funcionalidad descrita.

- Sistema Operativo reciente. Indicar Sistema Operativo y versión.
    - O1 – WINDOWS 10
    - O2 – El sistema ofertado es Windows 7que dejó de estar soportado por el fabricante el 14 de Enero de 2020, lo que implica, entre otros, un riesgo para la seguridad del sistema y del resto de la red informática del hospital. Actualmente en el HURS no se permite la conexión en red de ningún equipo con este sistema operativo.

- Compatibilidad del equipamiento de red de comunicaciones con la infraestructura existente en el hospital
    - O1 - ADECUADA
    - O2 – No se define, aunque indica que cumplirá

- Sistema actualizable a futuras revisiones mediante Software y Hardware.
    - O1 - ADECUADA
    - O2 - ADECUADA

- Monitor de repetición para el estar de enfermería.
    - O1 – Mediante pantalla repetidora o PC vía web
    - O2 – Sólo a través de pantalla repetidora

Código:	6hWMS757PFIRMAw40Th5x4WHBPZhBR	Fecha	26/11/2021
Firmado Por	MARIA LUISA GARCIA ALIJO		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	7/13

Evaluación del Lote 2: Suministro e instalación de un sistema de telemetría cardíaca para el módulo de Rehabilitación Cardíaca del Hospital General.

Evaluación de las características técnicas obligatorias

TRANSMISORES:

- 8 transmisores.
  - O1 - CUMPLE
  - O2 - CUMPLE

- 12 baterías con bases de carga para al menos 16 baterías.
  - O1 - CUMPLE
  - O2 – CUMPLE, pero no se especifica como es cada una de las estaciones de carga (individuales o para varias baterías)

- Monitorización de ECG
  - O1 - CUMPLE
  - O2 - CUMPLE

- Monitorización de pulsioximetría (curva/gráfico y valor de SpO2), con sensor de pulsioximetría para al menos 8 transmisores
  - O1 - CUMPLE
  - O2 – CUMPLE

- Pantalla de fácil manejo, se valorará que sea táctil.
  - O1 – pantalla táctil Tamaño 2,8”
  - O2 – la pantalla de los transmisores no es táctil y su tamaño es de 2,3”

- Uso con batería de Ion litio recargable o similares con alta capacidad de autonomía, e intercambiable por el usuario.
  - O1 - CUMPLE
  - O2 – CUMPLE

- Posibilidad de visualizar diferentes curvas o datos en el propio transmisor.
  - O1 - CUMPLE
  - O2 – CUMPLE, pero no especifica sin son de forma simultánea y sin superposición de curvas

- Se deben incluir todos los elementos y accesorios necesarios para el funcionamiento de los transmisores.
  - O1 - CUMPLE
  - O2 - CUMPLE

Código:	6hWMS757PFIRMAw40Th5x4WHBPZhBR	Fecha	26/11/2021
Firmado Por	MARIA LUISA GARCIA ALIJO		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	8/13

CENTRAL MONITORIZACIÓN:

- Central de monitorización con licencia para al menos 8 puestos.
  - O1 - CUMPLE
  - O2 - CUMPLE

- ECG de diagnóstico de 12 derivaciones.
  - O1 - CUMPLE
  - O2 - CUMPLE

- Alarmas de los eventos producidos, tanto acústicas como visuales.
  - O1 - CUMPLE
  - O2 - CUMPLE

- Prioridades definibles por el usuario.
  - O1 - CUMPLE
  - O2 - CUMPLE

- Posibilidad exportación HL7.
  - O1 – CUMPLE, versiones 2.3 y 2.4, con capacidad de enviar alarmas a través de este protocolo
  - O2 – CUMPLE, versión 2.3.1, si bien se define que tiene la posibilidad de conectividad HL7, indica que no incluye el servidor del ICS (Windows 2012 y SQLServer 2012), que es necesario para esta finalidad.

- Revisión de los eventos y las alarmas.
  - O1 - CUMPLE
  - O2 - CUMPLE

- Análisis completo de arritmias.
  - O1 – CUMPLE, análisis completo de ECG, morfologías, y diagnósticos diferenciales.
  - O2 - CUMPLE

- Almacenamiento local de eventos de larga duración.
  - O1 – CUMPLE, 7 días
  - O2 – CUMPLE, 4 días

Código:	6hWMS757PFIRMAw40Th5x4WHBPZhBR	Fecha	26/11/2021
Firmado Por	MARIA LUISA GARCIA ALIJO		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	9/13

- Debe permitir visualizar lista de eventos e historial de alamas.
  - O1 - CUMPLE
  - O2 - CUMPLE

- 2 monitores de al menos 22".
  - O1 – CUMPLE, 23"
  - O2 – CUMPLE, 24"

- Todos los elementos necesarios para realizar la instalación del sistema e infraestructura inalámbrica, incluyendo cableado, antenas, switches, etc.
  - O1 - CUMPLE
  - O2 – CUMPLE, no define cada uno de los componentes de comunicación (tecnología, frecuencias, switching…).

- Sistema con posibilidad de ampliación futura.
  - O1 - CUMPLE
  - O2 – CUMPLE

- Los componentes de electrónica de red incluidos en la oferta deben ser de uso empresarial y no doméstico (switches HPE, Cisco o similar).
  - O1 - CUMPLE
  - O2 – CUMPLE, no se define ninguno de los componentes de comunicación

Evaluación de las características técnicas adicionales valorables

En la oferta se recogen las siguientes de funcionalidades y características adicionales valorables solicitadas:

TELEMETRÍAS:

- Alarmas técnicas y fisiológicas en la propia telemetría.
  - O1 –Refleja varios tipos de alarma técnicas y fisiológicas. Las detalla en profundidad. Permite 2 fisiológicas concurrentes
  - O2 – Sólpo indica que se pueden activar 2 alarmas técnicas y una fisiológica

- Que permita elegir una tecnología de saturación de oxígeno distinta a la del fabricante.
  - O1 – ADECUADA, Masimo SET
  - O2 – ADECUADA, Nellcor

- Que permita la posibilidad de medición de respiración a través de impedancia.
  - O1 – Lo permite de manera directa

Código:	6hWMS757PFIRMAw40Th5x4WHBPZhBR	Fecha	26/11/2021
Firmado Por	MARIA LUISA GARCIA ALIJO		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	10/13

- O2 – Se realiza a través de un segundo equipo. Sólo para 1 equipos y a través de los monitores QUBE ofertados

- Que además del uso con baterías de litio o similares con alta capacidad de autonomía, también permita el uso de pilas convencionales
  - O1 - ADECUADA
  - O2 - ADECUADA

- La calidad de los materiales utilizados y la robustez de los transmisores.
  - O1 – ADECUADA
  - O2 - ADECUADA

- Resistencia a golpes y al agua. Incluir el grado de protección.
  - O1 – MUY BUENA, caídas de 1,2 metros e IPX7
  - O2 – ADECUADA, IPX7

- Que resista esterilización; el licitador deberá indicar el método adecuado para asegurar la esterilización de los equipos
  - O1 –Muy buena perfectamente especificada, STERRAD100NX o STERIS V-pro
  - O2 – ADECUADA

- Soporte para el transmisor durante el uso en un paciente que permita los movimientos del paciente.
  - O1 – ADECUADA, indica que es transparente e impermeable, utilizable en el aseo del paciente
  - O2 - ADECUADA

- Posibilidad de monitorización de la PNI.
  - O1 – NO INCLUIDA
  - O2 – ADECUADA PARCIALMENTE, solo para 2 equipos y a través de los monitores QUBE ofertados

CENTRAL:

- Que incluya el HW y SW necesario para el acceso web, de modo que pueda ser accedida desde multiples ubicaciones, a través de cualquier PC hospitalario (sala de estar enfermería, despachos médicos, etc).
  - O1 - ADECUADA
  - O2 – NO DEFINIDA, no se indica que el acceso al sistema desde cualquier PC hospitalario sea a través de protocolos de conexión web

- Que incluya el HW y SW necesario para la exportación HL7.
  - O1 - ADECUADA
  - O2 – ADECUADA PARCIALMENTE, si bien se indica que cumple el estándar HL7, hace mención a que NO se incluye el servidor ICS

Código:	6hWMS757PFIRMAw40Th5x4WHBPZhBR	Fecha	26/11/2021
Firmado Por	MARIA LUISA GARCIA ALIJO		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	11/13

- Que los sectores de paciente sean configurables de forma independiente en tamaño y que aquellos sectores que no estén siendo utilizados, puedan ser minimizados para disponer de más área en los sectores activos.
  - O1 - ADECUADA
  - O2 - ADECUADA

- Que el volumen de la central se pueda ajustar de forma automática en función de la hora y del turno (mañana/noche).
  - O1 - ADECUADA
  - O2 - ADECUADA

- Que se pueda geolocalizar a los pacientes desde la central de monitorización en función de la antena a la que esté conectada la telemetría
  - O1 – DISPONE DE ESTE SISTEMA
  - O2 – NO, el sistema indica que emite un sonido cuando el paciente esta fuera de alcance, esta no es la funcionalidad descrita.

- Sistema Operativo reciente. Indicar Sistema Operativo y versión.
  - O1 – WINDOWS 10
  - O2 – El sistema ofertado es Windows 7que dejó de estar soportado por el fabricante el 14 de Enero de 2020, lo que implica, entre otros, un riesgo para la seguridad del sistema y del resto de la red informática del hospital. Actualmente en el HURS no se permite la conexión en red de ningún equipo con este sistema operativo.

- Compatibilidad del equipamiento de red de comunicaciones con la infraestructura existente en el hospital
  - O1 - ADECUADA
  - O2 – No se define, aunque indica que cumplirá

- Sistema actualizable a futuras revisiones mediante Software y Hardware.
  - O1 - ADECUADA
  - O2 - ADECUADA

Valoración final

Del estudio de todas y cada una de las características técnicas, tanto las obligatorias como las adicionales valorables, para cada uno de los dos lotes, indicadas en el punto 1.3.1 del Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT), se desprende la siguiente conclusión:

O1 La oferta presentada por la empresa PHILIPS IBERICA S.A. (SOCIEDAD UNIPERSONAL) **cumple las características técnicas mínimas solicitadas, presentando las ventajas recogidas para algunas de ellas, y en relación a las características adicionales valorables presenta una oferta muy completa y detallada**.

Considerando las características de los equipos y comprobada su idoneidad para la presente licitación se considera que presenta características técnicas y funcionales con

Código:	6hWMS757PFIRMAw40Th5x4WHBPZhBR	Fecha	26/11/2021
Firmado Por	MARIA LUISA GARCIA ALIJO		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	12/13

calificación: **MUY BUENO**: la oferta cumple las características técnicas generales míminas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas muy destacables de las mismas en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y de resultados, rendimiento y eficacia, cumpliendo así mismo la oferta todas o la mayor parte de las características técnicas adicionales valorables con muy alta calidad, por lo que se le asigna una puntuación de **40 puntos.**

O2 La oferta presentada por la empresa PROYECTOS HOSPITALARIOS INTERNACIONAL S. A. **cumple las características técnicas mínimas solicitadas, sin presentar ventajas destacables, y en relación a las características adicionales no se detallan muchas de ellas y existen componentes obsoletos que es imposible utilizar a día de hoy en nuestras instalaciones.**

Considerando las características de los equipos y comprobada su idoneidad para la presente licitación se considera que presenta características técnicas y funcionales con calificación: **APTA:** la oferta cumple las características técnicas generales míminas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que no aporta ventajas destacables de las mismas en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y de resultados, rendimiento y eficacia, no cumpliendo la oferta la mayor parte de las características técnicas adicionales valorables, por lo que se le asigna una puntuación de **13 puntos.**

Subdirector de SSGG – Área Instalaciones y Equipamiento

VALORACIÓN TOTAL CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

LICITADOR		CRITERIOS DE VALORACIÓN NO AUTOMÁTICOS	IMPORTE LICITACIÓN (iva incluido)	OFERTA ECONOMICA (iva incluido)	% bajada	PUNTUACIÓN OFERTA ECONOMICA	GRADO DE EFICIENCIA	Puntuación Grado de eficiencia	Criterio Medioambiental	Puntuación Criterio medioambiental	PUNTUACIÓN TOTAL
PHILIPS IBERICA, S.A.	lote 1 F72802		77.561,00	69.631,20					Potencia electrica nominal: 0,1836 W		
PHILIPS IBERICA, S.A.	lote 2 F72803		46.706,00	41.930,80					Potencia electrica nominal: 0,1836 W		
PHILIPS IBERICA, S.A.	Valoracion Agrupación de lote	40,00	124.267,00	111.562,00	10,22%	35,00	0,000359	20,00	Potencia electrica nominal: 0,1836 W	5,00	100,00
PROYECTOS HOSPITALARIOS INTERNACIONAL, S.A.	Valoracion Agrupación de lote	13	Excluido por no superar umbral mínimo								

Firmado por GOMEZ CRESPO INMACULADA - 30953855H el dï¿½a 22/11/2021
con un certificado emitido por AC FNMT Usuarios

Código:	6hWMS757PFIRMAw40Th5x4WHBPZhBR	Fecha	26/11/2021
Firmado Por	MARIA LUISA GARCIA ALIJO		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	13/13