A C T A

MESA DE CONTRATACIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL INFORME TÉCNICO DE VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEPENDIENTES DE UN JUICIO DE VALOR Y APERTURA DEL SOBRE ELECTRÓNICO Nº 3, RELATIVO A LA OFERTA ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN PARA SU VALORACIÓN CONFORME A CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN AUTOMÁTICOS DEL EXPEDIENTE N.º 1322/2021 (PAAM 43/21)

En Córdoba, siendo las trece horas y treinta minutos del día 24 de enero de 2021, se reúne la Mesa de Contratación del Hospital Universitario Reina Sofía, centro donde está ubicada la Plataforma de Logística Sanitaria de Córdoba, con la asistencia de las personas que a continuación se citan, para proceder al examen y aprobación del Informe Técnico de valoración de los criterios de adjudicación dependientes de un juicio de valor, así como proceder a la apertura del sobre electrónico nº 3, que contiene la oferta económica y la documentación técnica para su valoración conforme a criterios de adjudicación automáticos de las empresas ofertantes en el Procedimiento Abierto – Acuerdo Marco núm. 1322/2021, convocado para la contratación del Suministro, de tracto sucesivo y precios unitarios, de material asociado a equipo para cirugía oftalmológica del segmento anterior, posterior y combinada (familias 01.16.05, 01.16.09, 01.16.10 y 01.01.50 del catálogo sas), con cesión de uso de equipamiento necesario para la utilización del material, con destino a los centros que integran la Plataforma Logística Sanitaria de Córdoba y la Agencia Pública Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir. (PAAM 43/21)

PRESIDENTA
Dª María Luisa García Alijo
Subdirectora de Contratación Administrativa HURS

VOCALES
D. Javier I. Corral Martín
Letrado Jefe de la Asesoría Jurídica Provincial del S.A.S.

D. Luis Vílchez Gallegos
Interventor Provincial Adjunto

D. Antonio Povedano Ortiz
Subdirector de Servicios Generales – Área Infraestructuras

D. Gregorio Jurado Cáliz
Jefe de Servicio de Contratación Administrativa

SECRETARIA
Dª Inmaculada Gómez Crespo
Técnico de Función Administrativa

Constituida la Mesa de Contratación, se procede, en primer lugar, a aprobar, por unanimidad, el acta de la sesión del pasado 21 de diciembre de 2021.

A continuación, la Mesa procede al examen del Informe Técnico emitido por la Comisión Técnica encargada de la valoración de los criterios dependientes de un juicio de valor, acordándose por unanimidad su aprobación, **según Anexo adjunto** a la presente acta y de la que forma parte integrante.

Queda excluida al no cumplir las prescripciones técnicas obligatorias la siguiente empresa licitadora:

D.O.R.C ESPAÑA SL

Quedan admitidas al cumplir las prescripciones técnicas obligatorias y, por tanto, pueden ser admitidas para su valoración, las siguientes empresas:

1. ALCON HEALTHCARE, S.A.
2. BAUSCH & LOMB, S.A

Seguidamente, la Secretaria procede a la apertura de los sobres n.º 3, donde figuran la oferta económica y la documentación evaluable mediante criterios de adjudicación automáticos, presentados por las empresas admitidas.

Tras dicha apertura, la Mesa de Contratación acuerda, por unanimidad, **admitir** al procedimiento a las empresas licitadoras referidas anteriormente, al haber presentado la documentación correctamente.

Acto seguido, la Mesa remite el contenido del sobre n.º 3 a la Unidad de Gestión Ambiental para la valoración del criterio medioambiental.

Se deja constancia en acta que, cada uno de los miembros asistentes a la Mesa de Contratación, manifiesta la ausencia de conflicto de intereses en la presente licitación, de acuerdo al artículo 64 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Finalmente, no habiendo más asuntos que tratar, la Presidenta de la Mesa de Contratación levantó la sesión a las catorce horas y diez minutos del día indicado al principio del acta.

De todo lo anterior, yo, la Secretaria, doy fe.

Vº Bº
LA PRESIDENTA

LA SECRETARIA

GOMEZ CRESPO INMACULADA - 30953855H

Firmado digitalmente por GOMEZ CRESPO INMACULADA - 30953855H
Fecha: 2022.01.28 14:41:45 +01'00'

INFORME DE VALORACION DE CRITERIOS NO AUTOMATICOS EXPEDIENTE PAAM 43/21 MATERIAL ASOCIADO A EQUIPO PARA CIRUGÍA OFTALMOLÓGICA DEL SEGMENTO ANTERIOR, POSTERIOR Y COMBINADA (FAMILIAS 01.16.05, 01.16.09, 01.16.10 Y 01.01.50) CON CESIÓN DE USO DE EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA LA UTILIZACIÓN DEL MATERIAL, CON DESTINO A LOS CENTROS QUE INTEGRAN LA PLATAFORMA DE LOGÍSTICA SANITARIA DE CÓRDOBA Y LA AGENCIA PÚBLICA SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR.

El criterio a valorar es el siguiente:

4. VALORACION FUNCIONAL DEL PRODUCTO Y DE LOS EQUIPOS DE CESIÓN OBLIGATORIA NECESARIOS PARA EL USO DE LOS MISMOS	**30**
-	
ASPECTOS A VALORAR	
Calidad: las características de los materiales y la composición de los productos ofertados	
Facilidad de utilización: que el producto y los equipos necesarios para usarlos no presenten dificultades especiales para su uso, así como que resulten ergonómicos para los profesionales	
Seguridad de uso y de resultados: la ausencia de riesgo asociado al uso de los productos y de los equipos de cesión obligatoria necesarios para su utilización, tanto en lo referido a la seguridad de los profesionales como a la de los pacientes	
Rendimiento: la consecución de la finalidad perseguida con la menor utilización posible de unidades	
Eficacia: la capacidad del material y equipos de cesión obligatoria utilizados para conseguir los efectos perseguidos o deseados	
Se utilizará la siguiente escala de valoración:	
	PUNTOS
MUY BUENA: la oferta cumple las características técnicas solicitadas, considerándose que presenta ventajas muy destacables en cuanto a calidad, facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, rendimiento y eficacia	30
BUENA: la oferta cumple las características técnicas solicitadas, considerándose que presenta ventajas destacables en cuanto a calidad, facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, rendimiento y eficacia	20
APTA: la oferta cumple las características técnicas solicitadas, considerándose que no aporta ventajas destacables en cuanto a calidad, facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, rendimiento y eficacia	10
INADECUADA: la oferta cumple las características técnicas solicitadas, considerándose que presenta deficiencias en cuanto a calidad, facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, rendimiento y eficacia	5
NO CUMPLE: la oferta no cumple las características técnicas solicitadas	0
UMBRAL MINIMO APLICABLE 20 PUNTOS	

Código:	6hWMS841PFIRMAr4ZKopSVXr0GbSHa	Fecha	02/02/2022
Firmado Por	MARIA LUISA GARCIA ALIJO		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	3/9

El expediente consta de una sóla agrupación de lote, que pasa a valorarse:

VALORACION REALIZADA

Empresa: ALCON HEALTHCARE, S.A.:

Equipos para cirugía del segmento anterior, posterior y combinada (facoemulsificación y vitrectomía) en el Hospital Reina Sofía

Oferta el equipo CONSTELLATION VISION SYSTEM, que cumple adecuadamente las características técnicas solicitadas, destacamos las siguientes:

- Pedal inalámbrico.

- Sistema de control de fluidos por sistema de aspiración de control de vacío (bomba Venturi) y de control de flujo (bomba peristáltica)

- Velocidad de corte del vitreotomo 10.000 rpm (no dispone de vitreotomo biblade)

- Pantalla de trabajo muy intuitiva orientable LDC táctil y en color

- La interfaz de usuario dispone de soporte de ayuda basado en instrucciones gráficas y/o videoayuda

- Oferta endoláser, que era una característica valorable y no obligatoria

Equipos de facoemulsificación para cirugía del segmento anterior

Oferta el equipo CENTURION ACTIVE SENTRY, que cumple adecuadamente las características técnicas solicitadas, destacamos las siguientes:

- Pedal inalámbrico.

- Sistema de control de flujo (bomba peristáltica)

- Pantalla de trabajo muy intuitiva, orientable LDC táctil y en color

- La interfaz de usuario dispone de soporte de ayuda basado en instrucciones gráficas y/o videoayuda

- Dispone de sistema de ultrasonidos torsional, que aumenta la efectividad en la facoemulsificación del cristalino

- El sensor de control de la PIO se sitúa en la punta del aparato, lo cual según indica la oferta puede mejorar la respuesta a los cambios de presión de la cámara anterior

Respecto al material fungible ofertado (lotes 1 al 6), en documento anexo se recogen las consideraciones técnicas sobre el mismo.

Recogemos seguidamente las consideraciones sobre los distintos aspectos a valorar, del conjunto formado por el fungible ofertado y los equipos de cesión obligatoria necesarios para el uso del mismo, de los cuales disponemos de resultados contrastados en nuestra práctica clínica.

Calidad: en general se consideran de calidad muy adecuada tanto el aparato como los materiales de los distintos fungibles, a excepción de lo resaltado sobre la menor adherencia del paño quirúrgico incluido en el lote 6.

Código:	6hWMS841PFIRMAr4ZKopSVXr0GbSHa	Fecha	02/02/2022
Firmado Por	MARIA LUISA GARCIA ALIJO		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	4/9

Facilidad de utilización: los equipos de ambos tipos de cirugías se consideran ergonómicos e intuitivos y de fácil utilización, aunque hemos de señalar que el mango de irrigación y aspiración dispone de una curva menos angulada y de inicio más proximal, lo que supone menor facilidad que B&L para la aspiración de las masas subincisionales.

Seguridad de uso y de resultados: disponemos de resultados contrastados que avalan el muy adecuado comportamiento de los equipos en las cirugías, siendo muy seguros tanto para los propios profesionales como para los pacientes, de modo que son muy excepcionales los casos en que, según los resultados de que disponemos, han presentado fallos de funcionamiento durante el proceso quirúrgico. Respecto al material fungible ofertado, en los aspectos de seguridad se considera en general adecuado, aunque hemos de señalar que en cuanto a la asepsia del campo quirúrgico, el hecho de la menor adherencia del paño al campo, podría suponer, como se ha indicado en el lote 6 del pack de fungible, el aumento de la posibilidad de infecciones al poder dejar expuestas las pestañas.

Rendimiento: el sistema ofertado consigue los resultados perseguidos con el uso del material necesario en cada tipo de cirugía al que va destinado, sin ser preciso el uso de unidades adicionales, por lo que se considera de muy adecuado rendimiento.

Eficacia: en cuanto a la capacidad del material y equipos para conseguir los efectos perseguidos, se considera adecuado en general, destacando que dispone de sistema de ultrasonidos torsional, que aumenta la efectividad en la facoemulsificación del cristalino para las cataratas de dureza normal, aunque en cuanto a las cataratas de muy alta dureza, pierde efectividad para deshacer la misma, alargando el tiempo quirúrgico necesario y suponiendo la posibilidad de aumento de inflamación ocular. Además, al no presentar doble cuchilla (biblade) en los packs de vitrectomía posterior y de cirugía combinada, supone menor velocidad de cortes por minuto para extraer el humor vítreo, lo que implica mayor tiempo quirúrgico. Finalmente, señalar que la capacidad de mantener una buena profundidad de cámara anterior es inferior en esta oferta en relación a la de B&L, lo que supone una menor eficacia en términos comparativos.

Así pues, consideramos que la oferta realizada supone una buena solución tecnológica para las cirugías a las que va dirigida, tanto en lo que respecta a los equipos a utilizar como en cuanto al material fungible ofertado.

PUNTUACIÓN: la oferta cumple las características técnicas solicitadas, considerándose que presenta ventajas destacables en cuanto a calidad, facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, rendimiento y eficacia.

BUENA 20 PUNTOS

Empresa: BAUSCH & LOMB, S.A.

Equipos para cirugía del segmento anterior, posterior y combinada (facoemulsificación y vitrectomía) en el Hospital Reina Sofía

Oferta el equipo STELLARIS ELITE COMBO, que cumple muy adecuadamente las características técnicas solicitadas, destacamos las siguientes:

- Pedal inalámbrico

- Sistema de control de fluidos por sistema de aspiración de control de vacío (bomba Venturi)

- Velocidad de corte del vitreotomo de 7.500, que alcanza los 15.000 rpm con el uso de vitreotomos biblade ofertados, muy superior al de la otra oferta valorada

Código:	6hWMS841PFIRMAr4ZKopSVXr0GbSHa	Fecha	02/02/2022
Firmado Por	MARIA LUISA GARCIA ALIJO		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	5/9

- Pantalla de trabajo muy intuitiva orientable LDC táctil y en color

- La interfaz de usuario dispone de soporte de ayuda basado en instrucciones gráficas y/o videoayuda

- Incorpora la posibilidad de realizar vitrectomía hipersónica, que supone un aumento destacable de la velocidad de extracción del gel vítreo

- Dispone de tecnología de gestión de fluídica adaptativa, que permite la compensación dinámica de la presión de infusión

- Oferta endoláser, que era una característica valorable y no obligatoria

Equipos de facoemulsificación para cirugía del segmento anterior

Oferta el equipo STELLARIS ELITE DE ANTERIOR, que cumple muy adecuadamente las características técnicas solicitadas, destacamos las siguientes:

- Pedal inalámbrico

- Sistema de control de fluidos por sistema de aspiración de control de vacío (bomba centrífuga)

- Pantalla de trabajo muy intuitiva orientable LDC táctil y en color

- La interfaz de usuario dispone de soporte de ayuda basado en instrucciones gráficas y/o videoayuda

- Dispone de tecnología de gestión de fluídica adaptativa, que permite la compensación dinámica de la presión de infusión

Respecto al material fungible ofertado (lotes 1 al 6), en documento anexo se recogen las consideraciones técnicas sobre el mismo.

Recogemos seguidamente las consideraciones sobre los distintos aspectos a valorar, del conjunto formado por el fungible ofertado y los equipos de cesión obligatoria necesarios para el uso de los mismos, de los cuales disponemos de resultados contrastados en nuestra práctica clínica.

Calidad: en general se consideran de calidad muy adecuada tanto el aparato como los materiales gde los distintos fungibles, resaltamos la mayor adherencia del paño quirúrgico incluido en el lote 6.

Facilidad de utilización: los equipos de ambos tipos de cirugías se consideran ergonómicos e intuitivos y de fácil utilización, destacamos que el mango de irrigación y aspiración dispone de una curva más angulada y de inicio más distal, lo que supone mayor facilidad que ALCON para la aspiración de las masas subincisionales.

Seguridad de uso y de resultados: disponemos de resultados contrastados que avalan el muy adecuado comportamiento de los equipos en las cirugías, siendo muy seguros tanto para los propios profesionales como para los pacientes, de modo que son muy excepcionales los casos en que, según los resultados de que disponemos, han presentado fallos de funcionamiento durante el proceso quirúrgico. Respecto al material fungible ofertado, en los aspectos de seguridad y en lo referido a la asepsia del campo quirúrgico, el hecho de la mayor adherencia del paño al campo, como se ha indicado en el lote 6 del pack de fungible, reduce la posibilidad de infecciones, al no dejar expuestas las pestañas dado que el paño queda fijado adecuadamente.

Código:	6hWMS841PFIRMAr4ZKopSVXr0GbSHa	Fecha	02/02/2022
Firmado Por	MARIA LUISA GARCIA ALIJO		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	6/9

Rendimiento: el sistema ofertado consigue los resultados perseguidos con el uso del material necesario en cada tipo de cirugía al que va destinado, sin ser preciso el uso de unidades adicionales, por lo que se considera de muy adecuado rendimiento.

Eficacia: en cuanto a la capacidad del material y equipos para conseguir los efectos perseguidos, se considera muy adecuado, destacando que resulta muy eficaz para todo tipo de cataratas, tanto las de dureza normal, como las de muy alta dureza, concretamene para las de alta dureza se acorta el tiempo quirúrgico necesario y se reduce la posibilidad de aumento de inflamación ocular. Además, al presentar doble cuchilla (biblade) en los packs de vitrectomía posterior y de cirugía combinada, supone mayor velocidad de cortes por minuto para extraer el humor vítreo, lo que implica menor tiempo quirúrgico. Señalar que la capacidad de mantener una buena profundidad de cámara anterior es superior en esta oferta en relación a la de ALCON, dado que los equipos disponen de tecnología de gestión de fluídica adaptativa, lo que supone una mayor eficacia en términos comparativos. Destacar así mismo que la incorporación de la posibilidad de realizar vitrectomía hipersónica en el equipo de cirugía combinada, implica un aumento destacable de la velocidad de extracción del gel vítreo.

Así pues, consideramos que la oferta realizada supone una muy buena solución tecnológica para las cirugías a las que va dirigida, tanto en lo que respecta a los equipos a utilizar como en cuanto al material fungible ofertado.

PUNTUACIÓN: la oferta cumple las características técnicas solicitadas, considerándose que presenta ventajas muy destacables en cuanto a calidad, facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, rendimiento y eficacia.

MUY BUENA 30 PUNTOS

Empresa: DORC ESPAÑA, S.L.

Equipos para cirugía del segmento anterior, posterior y combinada (facoemulsificación y vitrectomía) en el Hospital Reina Sofía

Oferta el equipo EVA NEXUS, que estimamos no cumple una de las características técnicas solicitadas, dado que indica disponer de un sistema avanzado de control de fluidos (tecnología vacuflow VTI), que no responde a lo solicitado de sistema de control de fluidos por sistema de aspiración de control de vacío (bomba Venturi), de control de flujo (bomba peristáltica) o bomba centrifuga.

Equipos de facoemulsificación para cirugía del segmento anterior

Oferta el equipo EVA NEXUS, que estimamos no cumple una de las características técnicas solicitadas, dado que indica disponer de un sistema avanzado de control de fluidos (tecnología vacuflow VTI), que no responde a lo solicitado de sistema de control de fluidos por sistema de aspiración de control de vacío (bomba Venturi), de control de flujo (bomba peristáltica) o bomba centrifuga.

Respecto al material fungible ofertado (lotes 1 al 6), en documento anexo se recogen las consideraciones técnicas sobre el mismo.

Según lo indicado la valoración de esta oferta es la siguiente:

NO CUMPLE: la oferta no cumple las características técnicas solicitadas: 0 puntos

Código:	6hWMS841PFIRMAr4ZKopSVXr0GbSHa	Fecha	02/02/2022
Firmado Por	MARIA LUISA GARCIA ALIJO		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	7/9

DOCUMENTO ANEXO

AGRUP	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO
1	1	SU.PC.SANI.01.16.05.500002	E57879	EQ. CIRUGIA COMBINADA FACO-VITREO-Velocidad:Regulable;Calibre del puerto:[23-23];	SE VALORARÁ QUE DISPONGA DE CUCHILLA DOBLE	ALCON HEATLHCARE, S.A.		REF:8065752448 CIP: 100129606252	10.000 CORTES POR MINUTO. LOS TROCARES TIENEN UN MANTENIMIENTO DE LA CAMARA ANTERIOR ESTANCA.. MANGO DE VITREOTOMO MUY ERGONONICO. NO DISPONE DE DOBLE CUCHILLA (BI-BLADE), LO CUAL SUPONE MENOR VELOCIDAD EN CORTES POR MINUTO DEL HUMOR VÍTREO.
1	1	SU.PC.SANI.01.16.05.500002	E57879	EQ. CIRUGIA COMBINADA FACO-VITREO-Velocidad:Regulable;Calibre del puerto:[23-23];	SE VALORARÁ QUE DISPONGA DE CUCHILLA DOBLE	BAUSCH & LOMB, S.A.		REF: SE5523WVB CIP:100148656973	15.000 CORTES POR MINUTO. LOS TROCARES TIENEN UN MANTENIMIENTO DE LA CAMARA ANTERIOR ESTANCA. MANGO DE VITREOTOMO MUY ERGONONICO. DISPONE DE DOBLE CUCHILLA (BI-BLADE), LO CUAL SUPONE MAYOR VELOCIDAD EN CORTES POR MINUTO DEL HUMOR VÍTREO.
1	1	SU.PC.SANI.01.16.05.500002	E57879	EQ. CIRUGIA COMBINADA FACO-VITREO-Velocidad:Regulable;Calibre del puerto:[23-23];	SE VALORARÁ QUE DISPONGA DE CUCHILLA DOBLE	DORC ESPAÑA, S.L.		REF: 9310.23G02 CIP: 100148659802	16.000 CORTES POR MINUTO. LOS TROCARES TIENEN UN MANTENIMIENTO DE LA CAMARA ANTERIOR ESTANCA.. NO DISPONEMOS DE RESULTADOS CONTRASTADOS SOBRE LA ERGONOMÍA DEL MANGO DE VITREOTOMO. DISPONE DE DOBLE CUCHILLA (BI-BLADE), LO CUAL SUPONE MAYOR VELOCIDAD EN CORTES POR MINUTO DEL HUMOR VÍTREO.
1	2	SU.PC.SANI.01.16.05.500002	E57988	EQ. CIRUGIA COMBINADA FACO-VITREO-velocidad: alta; calibre del puerto: 25 G	SE VALORARÁ QUE DISPONGA DE CUCHILLA DOBLE	ALCON HEATLHCARE, S.A.		REF:8065752450 CIP:100130193989	10.000 CORTES POR MINUTO. LOS TROCARES TIENEN UN MANTENIMIENTO DE LA CAMARA ANTERIOR ESTANCA.. MANGO DE VITREOTOMO MUY ERGONONICO. NO DISPONE DE DOBLE CUCHILLA (BI-BLADE), LO CUAL SUPONE MENOR VELOCIDAD EN CORTES POR MINUTO DEL HUMOR VÍTREO.
1	2	SU.PC.SANI.01.16.05.500002	E57988	EQ. CIRUGIA COMBINADA FACO-VITREO-velocidad: alta; calibre del puerto: 25 G	SE VALORARÁ QUE DISPONGA DE CUCHILLA DOBLE	ALCON HEATLHCARE, S.A.	var	REF: 8065752451 CIP:100130202889	10.000 CORTES POR MINUTO. LOS TROCARES TIENEN UN MANTENIMIENTO DE LA CAMARA ANTERIOR ESTANCA.. MANGO DE VITREOTOMO MUY ERGONONICO. NO DISPONE DE DOBLE CUCHILLA (BI-BLADE), LO CUAL SUPONE MENOR VELOCIDAD EN CORTES POR MINUTO DEL HUMOR VÍTREO.
1	2	SU.PC.SANI.01.16.05.500002	E57988	EQ. CIRUGIA COMBINADA FACO-VITREO-velocidad: alta; calibre del puerto: 25 G	SE VALORARÁ QUE DISPONGA DE CUCHILLA DOBLE	BAUSCH & LOMB, S.A.		REF: SE5525WVB CIP:100140889726	15.000 CORTES POR MINUTO. LOS TROCARES TIENEN UN MANTENIMIENTO DE LA CAMARA ANTERIOR ESTANCA. MANGO DE VITREOTOMO MUY ERGONONICO. DISPONE DE DOBLE CUCHILLA (BI-BLADE), LO CUAL SUPONE MAYOR VELOCIDAD EN CORTES POR MINUTO DEL HUMOR VÍTREO.
1	2	SU.PC.SANI.01.16.05.500002	E57988	EQ. CIRUGIA COMBINADA FACO-VITREO-velocidad: alta; calibre del puerto: 25 G	SE VALORARÁ QUE DISPONGA DE CUCHILLA DOBLE	DORC ESPAÑA, S.L.		REF: 911025G02 CIP: 100148660116	16.000 CORTES POR MINUTO. LOS TROCARES TIENEN UN MANTENIMIENTO DE LA CAMARA ANTERIOR ESTANCA.. NO DISPONEMOS DE RESULTADOS CONTRASTADOS SOBRE LA ERGONOMÍA DEL MANGO DE VITREOTOMO. DISPONE DE DOBLE CUCHILLA (BI-BLADE), LO CUAL SUPONE MAYOR VELOCIDAD EN CORTES POR MINUTO DEL HUMOR VÍTREO.
1	3	SU.PC.SANI.01.16.09.000000	C03676	EQ. COMPLETO P/ CIA TRANSCONJUNTIVAL-Diámetro del puerto:[23-23];	SE VALORARÁ QUE DISPONGA DE CUCHILLA DOBLE	ALCON HEATLHCARE, S.A.		REF:805752435 CIP:100130203192	10.000 CORTES POR MINUTO. LOS TROCARES TIENEN UN MANTENIMIENTO DE LA CAMARA ANTERIOR ESTANCA.. MANGO DE VITREOTOMO MUY ERGONONICO. NO DISPONE DE DOBLE CUCHILLA (BI-BLADE), LO CUAL SUPONE MENOR VELOCIDAD EN CORTES POR MINUTO DEL HUMOR VÍTREO.
1	3	SU.PC.SANI.01.16.09.000000	C03676	EQ. COMPLETO P/ CIA TRANSCONJUNTIVAL-Diámetro del puerto:[23-23];	SE VALORARÁ QUE DISPONGA DE CUCHILLA DOBLE	BAUSCH & LOMB, S.A.		REF: SE5423WVB CIP: 100148667186	15.000 CORTES POR MINUTO. LOS TROCARES TIENEN UN MANTENIMIENTO DE LA CAMARA ANTERIOR ESTANCA. MANGO DE VITREOTOMO MUY ERGONONICO. DISPONE DE DOBLE CUCHILLA (BI-BLADE), LO CUAL SUPONE MAYOR VELOCIDAD EN CORTES POR MINUTO DEL HUMOR VÍTREO.
1	3	SU.PC.SANI.01.16.09.000000	C03676	EQ. COMPLETO P/ CIA TRANSCONJUNTIVAL-Diámetro del puerto:[23-23];	SE VALORARÁ QUE DISPONGA DE CUCHILLA DOBLE	DORC ESPAÑA, S.L.		REF: 931023G01 CIP: 100148758903	16.000 CORTES POR MINUTO. LOS TROCARES TIENEN UN MANTENIMIENTO DE LA CAMARA ANTERIOR ESTANCA.. NO DISPONEMOS DE RESULTADOS CONTRASTADOS SOBRE LA ERGONOMÍA DEL MANGO DE VITREOTOMO. DISPONE DE DOBLE CUCHILLA (BI-BLADE), LO CUAL SUPONE MAYOR VELOCIDAD EN CORTES POR MINUTO DEL HUMOR VÍTREO.
1	4	SU.PC.SANI.01.16.09.000000	B46389	EQ. COMPLETO P/ CIA TRANSCONJUNTIVAL-Diámetro del puerto:[25-25];	SE VALORARÁ QUE DISPONGA DE CUCHILLA DOBLE	ALCON HEATLHCARE, S.A.		REF:8065752438 CIP: 100130203394	10.000 CORTES POR MINUTO. LOS TROCARES TIENEN UN MANTENIMIENTO DE LA CAMARA ANTERIOR ESTANCA.. MANGO DE VITREOTOMO MUY ERGONONICO. NO DISPONE DE DOBLE CUCHILLA (BI-BLADE), LO CUAL SUPONE MENOR VELOCIDAD EN CORTES POR MINUTO DEL HUMOR VÍTREO.
1	4	SU.PC.SANI.01.16.09.000000	B46389	EQ. COMPLETO P/ CIA TRANSCONJUNTIVAL-Diámetro del puerto:[25-25];	SE VALORARÁ QUE DISPONGA DE CUCHILLA DOBLE	BAUSCH & LOMB, S.A.		REF: SE5425WVB CIP: 100148689704	15.000 CORTES POR MINUTO. LOS TROCARES TIENEN UN MANTENIMIENTO DE LA CAMARA ANTERIOR ESTANCA. MANGO DE VITREOTOMO MUY ERGONONICO. DISPONE DE DOBLE CUCHILLA (BI-BLADE), LO CUAL SUPONE MAYOR VELOCIDAD EN CORTES POR MINUTO DEL HUMOR VÍTREO.
1	4	SU.PC.SANI.01.16.09.000000	B46389	EQ. COMPLETO P/ CIA TRANSCONJUNTIVAL-Diámetro del puerto:[25-25];	SE VALORARÁ QUE DISPONGA DE CUCHILLA DOBLE	DORC ESPAÑA, S.L.		REF:931025G01 CIP: 100148748508	16.000 CORTES POR MINUTO. LOS TROCARES TIENEN UN MANTENIMIENTO DE LA CAMARA ANTERIOR ESTANCA.. NO DISPONEMOS DE RESULTADOS CONTRASTADOS SOBRE LA ERGONOMÍA DEL MANGO DE VITREOTOMO. DISPONE DE DOBLE CUCHILLA (BI-BLADE), LO CUAL SUPONE MAYOR VELOCIDAD EN CORTES POR MINUTO DEL HUMOR VÍTREO.

Código:	6hWMS841PFIRMAr4ZKopSVXr0GbSHa	Fecha	02/02/2022
Firmado Por	MARIA LUISA GARCIA ALIJO		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	8/9

ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 24/01/2022

AGRUP	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO
1	5	SU.PC.SANI.01.16.10.200001		TERMINAL FACO IRRIGACIÓN / ASPIRACIÓN		ALCON HEATLHCARE, S.A.		REF:8065752144 CIP:100095379628	PUNTA RECTA NO ADECUADA PORQUE NO SE CONSIGUE UNA CORRECTA ASPIRACION DE LAS MASAS SUBINCISIONALES.
1	5	SU.PC.SANI.01.16.10.200001		TERMINAL FACO IRRIGACIÓN / ASPIRACIÓN		ALCON HEATLHCARE, S.A.	VAR	REF:8065752146 CIP:100095379426	GRADO DE ANGULACION MENOS ADECUADO QUE B&L PORQUE ES MÁS BAJO, CON INICIO DE LA CURVA MÁS PROXIMAL, LO QUE SUPONE MENOR FACILIDAD PARA LA ASPIRACION DE LAS MASAS SUBINCISIONALES.
1	5	SU.PC.SANI.01.16.10.200001		TERMINAL FACO IRRIGACIÓN / ASPIRACIÓN		BAUSCH & LOMB, S.A.		REF: 85795ST CIP: 100012222367	PUNTA CURVA EN EL EXTREMO DE 45º, CON INICIO DE LA CURVA MÁS DISTAL, QUE ES MUY ADECUADA PARA LA IRRIGACION Y ASPIRACION DE MASAS EN LOS 360º GRADOS DEL OJO.
1	5	SU.PC.SANI.01.16.10.200001		TERMINAL FACO IRRIGACIÓN / ASPIRACIÓN		DORC ESPAÑA, S.L.		REF: 8400.BIA12 CIP:100148684451	SE TRATA DE UN TERMINAL PARA INCISIONES DE 1,2 MM, Y ADEMÁS ES BIMANUAL LO CUAL NO SE ADAPTA A NUESTRA PRÁCTICA CLÍNICA DADO QUE SE TRATA DE HACER CATARATAS POR INCISIÓN COAXIAL DE 2,2MM
1	5	SU.PC.SANI.01.16.10.200001		TERMINAL FACO IRRIGACIÓN / ASPIRACIÓN		DORC ESPAÑA, S.L.	VAR	REF: 8400.IA20 CIP: 100148684552	SE TRATA DE UN TERMINAL PARA INCISIONES DE 2 MM, PUNTA CURVA EN EL EXTREMO DE 45º QUE ES MUY ADECUADA PARA LA IRRIGACION Y ASPIRACION DE MASAS EN LOS 360º GRADOS DEL OJO.
1	5	SU.PC.SANI.01.16.10.200001		TERMINAL FACO IRRIGACIÓN / ASPIRACIÓN		DORC ESPAÑA, S.L.	VAR1	REF: 8400.IA22 CIP: 100148688693	SE TRATA DE UN TERMINAL PARA INCISIONES DE 2,2 MM, PUNTA CURVA EN EL EXTREMO DE 45º QUE ES MUY ADECUADA PARA LA IRRIGACION Y ASPIRACION DE MASAS EN LOS 360º GRADOS DEL OJO.
1	5	SU.PC.SANI.01.16.10.200001		TERMINAL FACO IRRIGACIÓN / ASPIRACIÓN		DORC ESPAÑA, S.L.	VAR2	REF: 8400.IA25 CIP:100148684653	SE TRATA DE UN TERMINAL PARA INCISIONES DE 2,5 MM, QUE NO CUMPLE DADO QUE EN EL LOTE 6 SE SOLICITA CUCHILLETE MENOR O IGUAL A 2,2 MM, CON LO QUE EL TERMINAL FACO HA DE SER TAMBIÉN DE 2,2 O INFERIOR
1	5	SU.PC.SANI.01.16.10.200001		TERMINAL FACO IRRIGACIÓN / ASPIRACIÓN		DORC ESPAÑA, S.L.	VAR3	REF:8400.IA28 CIP: 100148688996	SE TRATA DE UN TERMINAL PARA INCISIONES DE 2,8 MM, QUE NO CUMPLE DADO QUE EN EL LOTE 6 SE SOLICITA CUCHILLETE MENOR O IGUAL A 2,2 MM, CON LO QUE EL TERMINAL FACO HA DE SER TAMBIÉN DE 2,2 O INFERIOR
1	6	SU.PC.SANI.01.01.50.500001	D29973	OFT: CIRUGIA MAYOR-Pack de cirugia oftalmica desechable (standar) P/CATARATAS	VER DETALLE DEL CONTENIDO DEL PACK EN EL PPT	ALCON HEATLHCARE, S.A.		REF:CPKESEA122613R CIP: 000000000000	EL PACK OFERTADO CUMPLE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, AUNQUE HEMOS DE SEÑALAR QUE EL PAÑO QUIRURGICO QUE DELIMITA EL CAMPO SE CONSIDERA MENOS ADECUADO A LA OFERTA DE B&L, DADO QUE PRESENTA MENOR ADHERENCIA, Y SE DESPEGA CON FACILIDAD, HACIENDO POSIBLE LA EXPOSICIÓN DE LAS PESTAÑAS DURANTE LA CIRUGÍA, LO QUE AUMENTA EL RIESGO DE INFECCIÓN
1	6	SU.PC.SANI.01.01.50.500001	D29973	OFT: CIRUGIA MAYOR-Pack de cirugia oftalmica desechable (standar) P/CATARATAS	VER DETALLE DEL CONTENIDO DEL PACK EN EL PPT	BAUSCH & LOMB, S.A.		REF:786001/F06 CIP:000000000000	MUY ADECUADO Y PRESENTA UNA MUY BUENA ADHERENCIA DEL PAÑO QUIRURGICO, LO QUE IMPODE LA EXPOSICIÓN DE LAS PESTAÑAS DURANTE LA CIRUGÍA, REDUCIENDO EL RIESGO DE INFECCIÓN
1	6	SU.PC.SANI.01.01.50.500001	D29973	OFT: CIRUGIA MAYOR-Pack de cirugia oftalmica desechable (standar) P/CATARATAS	VER DETALLE DEL CONTENIDO DEL PACK EN EL PPT	DORC ESPAÑA, S.L.		REF: 9100.CAR01 CIP:000000000000	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES, PERO NO DISPONEMOS DE RESULTADOS CONTRASTADOS SOBRE EL BUEN COMPORTAMIENTO EN LA CIRUGÍA DE LOS DIFERENTES COMPONENTES DEL PACK

Los profesionales firmantes del presente informe, manifiestan la ausencia de conflicto de intereses en la presente licitación de acuerdo al artículo 64 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014

Córdoba, 20 de enero de 2022

HURS EL FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA SECCIÓN DE CATARATAS

ASNC EL JEFE DE SECCIÓN DE OFTALMOLOGÍA

HURS EL FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA SECCIÓN DE RETINA

AGSCS RESPONSABLE DEL SERVICIO OFTALMOLOGÍA

GOMEZ CRESPO INMACULADA - 30953855H

Firmado digitalmente por GOMEZ CRESPO INMACULADA - 30953855H
Fecha: 2022.01.28 14:37:48 +01'00'

Código:	6hWMS841PFIRMAr4ZKopSVXr0GbSHa	Fecha	02/02/2022
Firmado Por	MARIA LUISA GARCIA ALIJO		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	9/9