A C T A

MESA DE CONTRATACIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL INFORME TÉCNICO DE VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEPENDIENTES DE UN JUICIO DE VALOR Y APERTURA DEL SOBRE ELECTRÓNICO Nº 3, RELATIVO A LA OFERTA ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN PARA SU VALORACIÓN CONFORME A CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN AUTOMÁTICOS DEL EXPEDIENTE N.º 1155/2021 (PAAM 38/21)

En Córdoba, siendo las nueve horas del día 28 de diciembre de 2021, se reúne la Mesa de Contratación del Hospital Universitario Reina Sofía, centro donde está ubicada la Plataforma de Logística Sanitaria de Córdoba, con la asistencia de las personas que a continuación se citan, para proceder al examen y aprobación del Informe Técnico de valoración de los criterios de adjudicación dependientes de un juicio de valor, así como proceder a la apertura del sobre electrónico nº 3, que contiene la oferta económica y la documentación técnica para su valoración conforme a criterios de adjudicación automáticos de las empresas ofertantes en el Procedimiento Abierto – Acuerdo Marco con una única empresa núm. 1155/2021, convocado para la contratación del suministro, de tracto sucesivo y precios unitarios, de material genérico de drenaje y material específico para nefrología (subgrupos 01.07 y 01.21 del catalogo sas), con destino a los centros que integran la Plataforma Logística Sanitaria de Córdoba. (PAAM 38/21)

PRESIDENTA
Dª Amparo Simón Valero
Directora Económica Administrativa y de la PLSC

VOCALES
Dª Begoña Casado Raigón
Letrada de la Asesoría Jurídica Provincial del S.A.S.

Dª. Guadalupe Aguilera Ortiz
Interventora Provincial

D. José Luis Gómez de Hita
Director E.A. y de Servicios Generales

D. Gregorio Jurado Cáliz
Jefe de Servicio de Contratación Administrativa

SECRETARIA
Dª Inmaculada Gómez Crespo
Técnico de Función Administrativa

Constituida la Mesa de Contratación, se procede, en primer lugar, a aprobar, por unanimidad, el acta de la sesión del pasado 24 de noviembre de 2021.

A continuación, la Mesa procede al examen del Informe Técnico emitido por la Comisión Técnica encargada de la valoración de los criterios dependientes de un juicio de valor, acordándose por unanimidad su aprobación.

Seguidamente, la Secretaria procede a la apertura de los sobres n.º 3, donde figuran la oferta económica y la documentación evaluable mediante criterios de adjudicación automáticos, presentados por las empresas admitidas.

Código:	6hWMS706PFIRMAFLdwhC91r97FVR7b	Fecha	27/01/2022
Firmado Por	MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	1/3

Tras dicha apertura, la Mesa de Contratación acuerda, por unanimidad, **admitir** al procedimiento a las empresas licitadoras detalladas a continuación, al haber presentado la documentación correctamente:

1. COLOPLAST PRODUCTOS MÉDICOS, S.A.
2. NIPRO MEDICAL SPAIN, S.L.
3. IZASA HOSPITAL, S.L.U.
4. PALEX MEDICAL, S.A.

Acto seguido, la Mesa remite el contenido del sobre n.º 3 a la Unidad de Gestión Ambiental para la valoración del criterio medioambiental.

Se deja constancia en acta que, cada uno de los miembros asistentes a la Mesa de Contratación, manifiesta la ausencia de conflicto de intereses en la presente licitación, de acuerdo al artículo 64 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Finalmente, no habiendo más asuntos que tratar, la Presidenta de la Mesa de Contratación levantó la sesión a las nueve horas y treinta minutos del día indicado al principio del acta.

De todo lo anterior, yo, la Secretaria, doy fe.

Vº Bº
LA PRESIDENTA

LA SECRETARIA

Firmado por GOMEZ CRESPO INMACULADA - 30953855H el dï¿½a 26/01/2022 con un certificado emitido por AC FNMT Usuarios

Código:	6hWMS706PFIRMAFLdwhC91r97FVR7b	Fecha	27/01/2022
Firmado Por	MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	2/3

PLS: CÓRDOBA

OBJETO DEL CONTRATO: EL SUMINISTRO, DE TRACTO SUCESIVO Y PRECIOS UNITARIOS, DE MATERIAL GENÉRICO DE DRENAJE Y MATERIAL ESPECÍFICO PARA NEFROLOGÍA (SUBGRUPOS 01.07 y 01.21 DEL CATALOGO SAS)

Nº de EXPEDIENTE: PAAM 38/21 (1155/2021)

AGRUP	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS	CANTIDAD TOTAL (1 AÑO)	%iva	Precio Unitario sin IVA	Precio unitario con IVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
	2	SU.PC.SANI.01.21.11		HEMODIALISIS: DIALIZADORES Y FILTROS	DIALIZADOR DE BAJA PERMEABILIDAD. SUPERFICIE DE MEMBRANA >= 1,8 M2. Coeficiente de ultrafiltración KUF: >=13. MATERIAL DE TRIACETATO DE CELULOSA PARA REACCCIONES DE HIPERSENSIBILIDAD A LA MEMBRANA	1.000	10 %	25,000000	27,500000	IZASA HOSPITAL SLU		CIP-000000000000-Ref.910-CTA-2000	LA OFERTA PRESENTADA SE CONSIDERA MUY BUENA, RESULTA MUY ADECUADA EN TODOS LOS ASPECTOS REFERIDOS A FACILIDAD DE UTILIZACIÓN, SEGURIDAD DE USO Y DE RESULTADOS, Y EFICACIA, SIENDO ÓPTIMA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADA. PRESENTA UNA SUPERFICIE DE MEMBRANA DE 2,0 M2, Y UN KUF DE 32, AMBAS CARACTERÍSTICAS LE CONFIEREN UN RENDIMIENTO QUE SE CONSIDERA MUY ADECUADO EN CUANTO A LA CAPACIDAD DE DEPURACIÓN	30
	2	SU.PC.SANI.01.21.11		HEMODIALISIS: DIALIZADORES Y FILTROS	DIALIZADOR DE BAJA PERMEABILIDAD. SUPERFICIE DE MEMBRANA >= 1,8 M2. Coeficiente de ultrafiltración KUF: >=13. MATERIAL DE TRIACETATO DE CELULOSA PARA REACCCIONES DE HIPERSENSIBILIDAD A LA MEMBRANA	1.000	10 %	25,000000	27,500000	NIPRO MEDICAL SPAIN SL		CIP-100102647340-Ref. SF-19L-GJ	LA OFERTA PRESENTADA SE CONSIDERA BUENA, RESULTA MUY ADECUADA EN TODOS LOS ASPECTOS REFERIDOS A FACILIDAD DE UTILIZACIÓN, SEGURIDAD DE USO Y DE RESULTADOS, RENDIMIENTO, CON RESPECTO A LA EFICACIA, AL PRESENTAR UNA SUPERFICIE DE MEMBRANA DE 1,90 M2, Y UN KUF DE 19, SUPONE UNA MENOR EFICACIA DEPURADORA, POR LO QUE SE CONSIDERA MENOS ADECUADA QUE EL RESTO DE OFERTAS	20
	2	SU.PC.SANI.01.21.11		HEMODIALISIS: DIALIZADORES Y FILTROS	DIALIZADOR DE BAJA PERMEABILIDAD. SUPERFICIE DE MEMBRANA >= 1,8 M2. Coeficiente de ultrafiltración KUF: >=13. MATERIAL DE TRIACETATO DE CELULOSA PARA REACCCIONES DE HIPERSENSIBILIDAD A LA MEMBRANA	1.000	10 %	25,000000	27,500000	NIPRO MEDICAL SPAIN SL	Var 1	CIP-100103082931-Ref. SF-21L-GJ	LA OFERTA PRESENTADA SE CONSIDERA MUY BUENA, RESULTA MUY ADECUADA EN TODOS LOS ASPECTOS REFERIDOS A FACILIDAD DE UTILIZACIÓN, SEGURIDAD DE USO Y DE RESULTADOS, Y EFICACIA, SIENDO ÓPTIMA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADA. PRESENTA UNA SUPERFICIE DE MEMBRANA DE 2,1 M2, Y UN KUF DE 22, AMBAS CARACTERÍSTICAS LE CONFIEREN UN RENDIMIENTO QUE SE CONSIDERA MUY ADECUADO EN CUANTO A LA CAPACIDAD DE DEPURACIÓN	30
	3	SU.PC.SANI.01.21.11		HEMODIALISIS: DIALIZADORES Y FILTROS	DIALIZADOR DE ALTA PERMEABILIDAD. SUPERFICIE DE MEMBRANA > =2,1 M2. Coeficiente de ultrafiltración KUF: >=50 y <=80. MATERIAL DE polimetilmetacrilato	540	10 %	39,500000	43,450000	PALEX MEDICAL, S.A.		CIP-100123964363-Ref.NF-2.1H	LA OFERTA PRESENTADA SE CONSIDERA MUY BUENA, RESULTA MUY ADECUADA EN TODOS LOS ASPECTOS REFERIDOS A FACILIDAD DE UTILIZACIÓN, SEGURIDAD DE USO Y DE RESULTADOS, RENDIMIENTO Y EFICACIA, SIENDO ÓPTIMA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADA, DISPONE DE MEMBRANA DE SUPERFICEI 2,1 M2 Y KUF DE 55, EL MATERIAL DE SU COMPOISICIÓN LE CONFIERE MUY ALTA CAPACIDAD ADSORTIVA	30
	1	SU.PC.SANI.01.07.00.000001	B45165	BOLSA ORINA CON GRIFO VACIADO Y VALVULA ANTIRRETORNO 2000cc.-CAPACIDAD:[300-2500];	Bolsa de orina no estéril, con un tubo de 90 cm de longitud aproximadamente y una válvula de vaciado manejable, se valorará que se pueda manejar con una sola mano. Con válvula anti-reflujo. Con dos aberturas superiores reforzadas para anclaje al colgador. Con graduación impresa imborrable y con conexión universal	270.000	10 %	0,160000	0,176000	COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS, S.A.		CIP-100001282150-Ref. 5185 (21809)	OFERTA BUENA CUMPLE CON LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS, ADEMAS TIENE CAPACIDA PARA MEDIR VOLÚMENES PEQUEÑOS DE ORINAAL TENER UNA GRADUACIÓN FRACCIONADA ENTRE 25 ML Y 100 ML	20
	1	SU.PC.SANI.01.07.00.000001	B45165	BOLSA ORINA CON GRIFO VACIADO Y VALVULA ANTIRRETORNO 2000cc.-CAPACIDAD:[300-2500];	Bolsa de orina no estéril, con un tubo de 90 cm de longitud aproximadamente y una válvula de vaciado manejable, se valorará que se pueda manejar con una sola mano. Con válvula anti-reflujo. Con dos aberturas superiores reforzadas para anclaje al colgador. Con graduación impresa imborrable y con conexión universal	270.000	10 %	0,160000	0,176000	PRODUCTOS MÉDICOS HOSPITALARIOS, S.L.		CIP-100146955890-Ref. 10104	OFERTA NO CUMPLE PRESCRIPCIONES TECNICAS LA OFERTA PRESENTADA NO TIENE GRIFO, CUANDO SE PIDE BOLSA DE ORINA CON GRIFO DE VACIADO	0

LA DIRECTORA DE LA UGC DE NEFROLOGÍA — EL JEFE DE SECCIÓN DE NEFROLOGÍA — EL SUPERVISOR DE NEFROLOGÍA

SUPERVISORA 6ª PLANTA HOSPITAL PROVINCIAL — TCAE MEDICINA INTERNA 8ª PLANTA HOSPITAL PROVINCIAL

GOMEZ CRESPO INMACULADA - 30953855H

Firmado digitalmente por GOMEZ CRESPO INMACULADA - 30953855H
Fecha: 2022.01.26 11:17:32 +01'00'

Código:	6hWMS706PFIRMAFLdwhC91r97FVR7b	Fecha	27/01/2022
Firmado Por	MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	3/3