VALORACION TOTAL CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

PLS: CÓRDOBA
OBJETO DEL CONTRATO: EL SUMINISTRO, DE TRACTO SUCESIVO Y PRECIOS UNITARIOS, DE MATERIAL GENÉRICO DE DRENAJE Y MATERIAL ESPECÍFICO PARA NEFROLOGÍA (SUBGRUPOS 01.07 y 01.21 DEL CATALOGO SAS)
Nº de EXPEDIENTE: PAAM 38/21 (1155/2021)

AGRUP	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS	CANTIDAD TOTAL (1 AÑO)	%iva	Precio licitación unitario con IVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos	Precio unitario oferta incluido iva	% bajada	Puntuacion oferta economica	Grado de eficiencia	Puntuación Grado de eficiencia	Criterio medioambiental	Puntuación criterio medioambiental	Puntuación total	ADJUDICATARIO
	1	SU.PC.SANI.01.07.00.000001	B45165	BOLSA ORINA CON GRIFO VACIADO Y VALVULA ANTIRRETORNO 2000cc. CAPACIDAD:[300-2500];	Bolsa de orina no estéril, con un tubo de 90 cm de longitud aproximadamente y una válvula de vaciado manejable, se valorará que se pueda manejar con una sola mano. Con válvula anti-reflujo. Con dos aberturas superiores reforzadas para anclaje al colgador. Con graduación impresa imborrable y con conexión universal	270.000	10 %	0,176000	COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS, S.A.		CIP-100001282150-Ref.5185 (21809)	OFERTA BUENA CUMPLE CON LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS, ADEMAS TIENE CAPACIDA PARA MEDIR VOLÚMENES PEQUEÑOS DE ORINAAL TENER UNA GRADUACIÓN FRACCIONADA ENTRE 25 ML Y 100 ML	20	0,128	27,27%	50	156,25	17	Aporta declaracion que no acredita el cumplimiento del criterio	0	87,00	COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS, S.A.
	1	SU.PC.SANI.01.07.00.000001	B45165	BOLSA ORINA CON GRIFO VACIADO Y VALVULA ANTIRRETORNO 2000cc. CAPACIDAD:[300-2500];	Bolsa de orina no estéril, con un tubo de 90 cm de longitud aproximadamente y una válvula de vaciado manejable, se valorará que se pueda manejar con una sola mano. Con válvula anti-reflujo. Con dos aberturas superiores reforzadas para anclaje al colgador. Con graduación impresa imborrable y con conexión universal	270.000	10 %	0,176000	PRODUCTOS MÉDICOS HOSPITALARIOS, S.L.		CIP-100146955890-Ref.10104	OFERTA NO CUMPLE PRESCRIPCIONES TECNICAS LA OFERTA PRESENTADA NO TIENE GRIFO, CUANDO SE PIDE BOLSA DE ORINA CON GRIFO DE VACIADO	0	Excluido por no cumplir prescripciones técnicas								
	2	SU.PC.SANI.01.21.11		HEMODIALISIS: DIALIZADORES Y FILTROS	DIALIZADOR DE BAJA PERMEABILIDAD. SUPERFICIE DE MEMBRANA >= 1,8 M2. Coeficiente de ultrafiltración KUF: >=13. MATERIAL DE TRIACETATO DE CELULOSA PARA REACCCIONES DE HIPERSENSIBILIDAD A LA MEMBRANA	1.000	10 %	27,500000	IZASA HOSPITAL SLU		CIP-000000000000-Ref.910-CTA-2000	LA OFERTA PRESENTADA SE CONSIDERA MUY BUENA, RESULTA MUY ADECUADA EN TODOS LOS ASPECTOS REFERIDOS A FACILIDAD DE UTILIZACIÓN, SEGURIDAD DE USO Y DE RESULTADOS, Y EFICACIA, SIENDO ÓPTIMA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADA. PRESENTA UNA SUPERFICIE DE MEMBRANA DE 2,0 M2, Y UN KUF DE 32, AMBAS CARACTERÍSTICAS LE CONFIEREN UN RENDIMIENTO QUE SE CONSIDERA MUY ADECUADO EN CUANTO A LA CAPACIDAD DE DEPURACIÓN	30	23,1	16,00%	50	1,298701	17	Aporta declaración de que los envases son reciclables, no de estar fabricados con materiales reciclados	0	97,00	IZASA HOSPITAL SLU
	2	SU.PC.SANI.01.21.11		HEMODIALISIS: DIALIZADORES Y FILTROS	DIALIZADOR DE BAJA PERMEABILIDAD. SUPERFICIE DE MEMBRANA >= 1,8 M2. Coeficiente de ultrafiltración KUF: >=13. MATERIAL DE TRIACETATO DE CELULOSA PARA REACCCIONES DE HIPERSENSIBILIDAD A LA MEMBRANA	1.000	10 %	27,500000	NIPRO MEDICAL SPAIN SL		CIP-100102647340-Ref.SF-19L-GJ	LA OFERTA PRESENTADA SE CONSIDERA BUENA, RESULTA MUY ADECUADA EN TODOS LOS ASPECTOS REFERIDOS A FACILIDAD DE UTILIZACIÓN, SEGURIDAD DE USO Y DE RESULTADOS, RENDIMIENTO, CON RESPECTO A LA EFICACIA, AL PRESENTAR UNA SUPERFICIE DE MEMBRANA DE 1,90 M2, Y UN KUF DE 19, SUPONE UNA MENOR EFICACIA DEPURADORA, POR LO QUE SE CONSIDERA MENOS ADECUADA QUE EL RESTO DE OFERTAS	20	27,5	0,00%	0	0,727273	9,5200058	No presenta documentacion acreditativa	0	29,52	
	2	SU.PC.SANI.01.21.11		HEMODIALISIS: DIALIZADORES Y FILTROS	DIALIZADOR DE BAJA PERMEABILIDAD. SUPERFICIE DE MEMBRANA >= 1,8 M2. Coeficiente de ultrafiltración KUF: >=13. MATERIAL DE TRIACETATO DE CELULOSA PARA REACCCIONES DE HIPERSENSIBILIDAD A LA MEMBRANA	1.000	10 %	27,500000	NIPRO MEDICAL SPAIN SL	Var 1	CIP-100103082931-Ref.SF-21L-GJ	LA OFERTA PRESENTADA SE CONSIDERA MUY BUENA, RESULTA MUY ADECUADA EN TODOS LOS ASPECTOS REFERIDOS A FACILIDAD DE UTILIZACIÓN, SEGURIDAD DE USO Y DE RESULTADOS, Y EFICACIA, SIENDO ÓPTIMA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADA, PRESENTA UNA SUPERFICIE DE MEMBRANA DE 2,1 M2, Y UN KUF DE 22, AMBAS CARACTERÍSTICAS LE CONFIEREN UN RENDIMIENTO QUE SE CONSIDERA MUY ADECUADO EN CUANTO A LA CAPACIDAD DE DEPURACIÓN	30	27,5	0,00%	0	1,090909	14,280002	No presenta documentacion acreditativa	0	44,28	
	3	SU.PC.SANI.01.21.11		HEMODIALISIS: DIALIZADORES Y FILTROS	DIALIZADOR DE ALTA PERMEABILIDAD. SUPERFICIE DE MEMBRANA > =2,1 M2. Coeficiente de ultrafiltración KUF: >=50 y <=80. MATERIAL DE polimetilmetacrilato	540	10 %	43,450000	PALEX MEDICAL, S.A.		CIP-100123964363-Ref.NF-2.1H	LA OFERTA PRESENTADA SE CONSIDERA MUY BUENA, RESULTA MUY ADECUADA EN TODOS LOS ASPECTOS REFERIDOS A FACILIDAD DE UTILIZACIÓN, SEGURIDAD DE USO Y DE RESULTADOS, RENDIMIENTO Y EFICACIA, SIENDO ÓPTIMA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADA, DISPONE DE MEMBRANA DE SUPERFICEI 2,1 M2 Y KUF DE 55, EL MASTERIAL DE SU COMPISICIÓN LE CONFIERE MUY ALTA CAPACIDAD ADSORTIVA	30	43,45	0,00%	0	0,690449	17	El símbolo "Resy" aportado indica que el embalaje es reciclable y que por tanto será aceptado por recicladores de cartón pero no es un símbolo indicativo de que el producto esté fabricado con materiales reciclados	0	47,00	PALEX MEDICAL, S.A.

Código:	6hWMS723PFIRMAA21G1eSrV6YVms4g	Fecha	11/03/2022
Firmado Por	MARIA DEL VALLE GARCIA SANCHEZ		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	1/1