Junta de Andalucía
Consejería de Salud y Familias
Servicio Andaluz de Salud

Unión Europea

Andalucía se mueve con Europa

A C T A

MESA DE CONTRATACIÓN PARA LA PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN DEL EXPEDIENTE Nº 1120/2021, DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO ABIERTO PA 37/21.

En Córdoba, siendo las nueve horas y cincuenta minutos del día 29 de marzo de 2022, se reúne la Mesa de Contratación del Hospital Universitario Reina Sofía, centro donde está ubicada la Central Provincial de Compras de Córdoba, con la asistencia de las personas que a continuación se citan, para proceder a elevar al órgano de contratación la propuesta de adjudicación del expediente núm. 1120/2021 para la contratación del suministro de equipamiento electromédico para los quirófanos del Hospital Infanta Margarita perteneciente al AGS Sur de Córdoba, adscrito a la Plataforma Logística Sanitaria de Córdoba, financiado con fondos REACT-EU. (PA 37/21).

PRESIDENTA
Dª Amparo Simón Valero
Directora Económica Administrativa y de la CPCC

VOCALES

D. Javier I. Corral Martín
Letrado jefe de la Asesoría Jurídica Provincial del S.A.S.

D. Pedro Manuel Serrano Jurado
Interventor Provincial Adjunto

D. José Luis Gómez de Hita
Subdirector E.A. y de Servicios Generales

Dña. Maria Luisa García Alijo
Subdirectora de Contratación Administrativa

SECRETARIA
Dª Carmen Muñoz Díaz
Técnico de Función Administrativa

Junta de Andalucía
Consejería de Salud y Familias
Servicio Andaluz de Salud

Unión Europea

Constituida la Mesa de Contratación, se procede en primer lugar, a aprobar por unanimidad, el acta de la sesión del 22 de marzo de 2022.

A continuación, la Mesa de Contratación procede a determinar la mejor oferta en base a la mejor relación calidad-precio, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la cláusula 7.4 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el apartado 15 del Cuadro Resumen del citado Pliego.

Finalizado el estudio de la ponderación de los criterios de adjudicación, tanto dependientes de un juicio de valor como de evaluación automática, de las empresas admitidas, queda determinada la propuesta de adjudicación a favor de las empresas que han obtenido la mejor puntuación en base a la mejor relación calidad-precio, **según ANEXO adjunto** a la presente acta y de la que forma parte integrante.

Por unanimidad, los miembros de la Mesa de Contratación acuerdan elevar al Órgano de Contratación el acta y la propuesta de adjudicación.

Se deja constancia en acta que, cada uno de los miembros asistentes a la Mesa de contratación, manifiesta la ausencia de conflicto de intereses en la presente licitación, de acuerdo al artículo 64 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Finalmente, no habiendo más asuntos que tratar, la Presidenta de la Mesa de Contratación levantó la sesión a las nueve horas y cincuenta y cinco minutos del día indicado al principio del acta.

De todo lo anterior, yo, la Secretaria, doy fe.

Vº Bº LA PRESIDENTA **LA SECRETARIA**

Firmado por MUÑOZ DIAZ CARMEN - 44364793R el dï¿½a 29/04/2022 con un certificado emitido por AC FNMT Usuarios

VALORACION DE CRITERIOS TÉCNICOS AUTOMÁTICOS

PLS: Córdoba

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO ELECTROMÉDICO PARA LOS QUIROFANOS DEL HOSPITAL INFANTA MARGARITA PERTENECIENTE AL AGS SUR DE CÓRDOBA, ADSCRITO A LA PLATAFORMA LOGÍSTICA SANITARIA DE CÓRDOBA, FINANCIADO CON FONDOS REACT-EU.

Nº de EXPEDIENTE: PA 37/21 (1120/2021)

AGRUPACION DE LOTE 1

1.- CRITERIOS TECNICOS AUTOMATICOS: MAXIMO 20 PUNTOS

CRITERIOS DE VALORACIÓN AUTOMÁTICOS AGRUPACIÓN 1	MÁXIMO 20 PUNTOS	
LÁMPARA QUIRÚRGICA (4 puntos)	**VALORACIÓN**	**PUNTOS**
Brazo porta-monitor que sustente monitor de más de 32”	SI/NO	2/0
Luz ambiental para cirugía laparoscópica	SI/NO	1/0
Posibilidad de sustituir los leds dañados.	SI/NO	1/0
MONITOR (3 puntos)	**VALORACIÓN**	**PUNTOS**
Monitor de grado quirúrgico de 32”	SI/NO	2/0
Botones compatibles con el uso de guantes	SI/NO	1/0
BRAZO DE GASES ANESTESIA (3 puntos)	**VALORACIÓN**	**PUNTOS**
Radio de acción superior a 140 cm	SI/NO	2/0
Movimiento vertical superior a 60 cm	SI/NO	1/0
COLUMNA DE CIRUGÍA (4 puntos)	**VALORACIÓN**	**PUNTOS**
Radio de acción superior a 160cm	SI/NO	2/0
Carga bruta superior a 200 cm	SI/NO	2/0
SISTEMA INTEGRACIÓN DIGITAL (6 puntos)	**VALORACIÓN**	**PUNTOS**
Swicth de fibra que contemple futuras integraciones/ampliaciones.	SI/NO	2/0
Soporte de funcionalidades PIP y PAP	SI/NO	2/0
Grabación dual multiformato.	SI/NO	2/0

AGRUP	Lote	Denominación	Proveedor	CRITERIO AUTOMATICO	Puntuación	
1	1 a 7	PANELES TECNICOS LAMPARAS QUIRURGICAS BRAZOS DE GASES COLUMNAS DE CIRUGÍA SISTEMA DE INTEGRACIÓN	AGENOR MANTENIMIENTOS, S.A.	**LÁMPARA QUIRÚRGICA**		13
				Brazo porta-monitor que sustente monitor de más de 32”	2	
				Luz ambiental para cirugía laparoscópica	1	
				Posibilidad de sustituir los leds dañados.	1	
				MONITOR		
				Monitor de grado quirúrgico de 32”	0	
				Botones compatibles con el uso de guantes	1	
				BRAZO DE GASES ANESTESIA		
				Radio de acción superior a 140 cm	0	
				Movimiento vertical superior a 60 cm	0	
				COLUMNA DE CIRUGÍA		
				Radio de acción superior a 160cm	2	
				Carga bruta superior a 200 cm	0	
				SISTEMA INTEGRACIÓN DIGITAL		
				Swicth de fibra que contemple futuras integraciones/ampliaciones.	2	
				Soporte de funcionalidades PIP y PAP	2	
				Grabación dual multiformato.	2	
			OFITEL SOLUCIONES TECNOLOGICAS SLU	**LÁMPARA QUIRÚRGICA**		20
				Brazo porta-monitor que sustente monitor de más de 32”	2	
				Luz ambiental para cirugía laparoscópica	1	
				Posibilidad de sustituir los leds dañados.	1	
				MONITOR		
				Monitor de grado quirúrgico de 32”	2	
				Botones compatibles con el uso de guantes	1	
				BRAZO DE GASES ANESTESIA		
				Radio de acción superior a 140 cm	2	
				Movimiento vertical superior a 60 cm	1	
				COLUMNA DE CIRUGÍA		
				Radio de acción superior a 160cm	2	
				Carga bruta superior a 200 cm	2	
				SISTEMA INTEGRACIÓN DIGITAL		
				Swicth de fibra que contemple futuras integraciones/ampliaciones.	2	
				Soporte de funcionalidades PIP y PAP	2	
				Grabación dual multiformato.	2	

4.- CRITERIO DE ADJUDICACIÓN MEDIOAMBIENTAL: MAXIMO 5 PUNTOS

Vida útil (horas) de los leds de las lámparas.

Fórmula de valoración:

Oferta 50.000 horas o menos	0 PUNTOS
Oferta >50.000 o menos de 60.000 horas	2 PUNTOS
Oferta 60.000 horas o más	4 PUNTOS

AGRUP	Lote	Denominación	Proveedor	Vida útil (horas) de los leds de las lámparas.	Puntuacion Vida Útil leds de las lámparas
1	1 a 7	PANELES TECNICOS LAMPARAS QUIRURGICAS BRAZOS DE GASES COLUMNAS DE CIRUGÍA SISTEMA DE INTEGRACIÓN	AGENOR MANTENIMIENTOS, S.A.	60000	**4**
			OFITEL SOLUCIONES TECNOLOGICAS SLU	60000	**4**

AGRUPACION DE LOTE 2

1.- CRITERIOS TECNICOS AUTOMATICOS: MAXIMO 20 PUNTOS

CRITERIOS DE VALORACIÓN AUTOMATICOS AGRUPACIÓN 2: TORRE LAPAROSCOPIA / ENDOSCOPIA Y TORRE DE ARTROSCOPIA (20 puntos)	VALORACIÓN	PUNTOS
Videoprocesador de imagen: Pantalla táctil integrada	SI/NO	5/0
Cabezal de cámara: Cabezal con pulsador y función auto-focus	SI/NO	5/0
Fuente de luz: Sincronización intensidad de luz automática con videoprocesador de imagen	SI/NO	5/0
Insuflador CO2: Posibilidad de calentar el gas a 37ºC	SI/NO	5/0

AGRUP	Lote	Denominación	Proveedor	CRITERIO AUTOMATICO	Puntuacion	
2	8-9	TORRE LAPAROSCOPIA /ENDOSCOPIA Y TORRE DE ARTROSCOPIA	OLYMPUS IBERIA, S.A.	Videoprocesador de imagen: Pantalla táctil integrada	**5**	**20**
				Cabezal de cámara: Cabezal con pulsador y función auto-focus	**5**	
				Fuente de luz: Sincronización intensidad de luz automática con videoprocesador de imagen	**5**	
				Insuflador CO2: Posibilidad de calentar el gas a 37ºC	**5**	
			STRYKER IBERIA, S.L.	Videoprocesador de imagen: Pantalla táctil integrada	**5**	**15**
				Cabezal de cámara: Cabezal con pulsador y función auto-focus	**0**	
				Fuente de luz: Sincronización intensidad de luz automática con videoprocesador de imagen	**5**	
				Insuflador CO2: Posibilidad de calentar el gas a 37ºC	**5**	

4.- CRITERIO DE ADJUDICACIÓN MEDIOAMBIENTAL: MÁXIMO 5 PUNTOS

Consumo eléctrico: Consumo asociado a la potencia eléctrica nominal en vatios(W) del equipo ofertado

La fórmula aplicable será: la puntuación de este criterio multiplicada por el cociente que resulta de dividir la potencia eléctrica nominal del equipo de menor potencia/ potencia eléctrica nominal del equipo que se está valorando

AGRUP	Lote	Denominación	Proveedor	Consumo asociado a la potencia eléctrica nominal en vatios(W) del equipo ofertado (Suma de la potencia de los dos equipos)	Puntuacion Potencia Nominal
2	8-9	TORRE LAPAROSCOPIA /ENDOSCOPIA Y TORRE DE ARTROSCOPIA	OLYMPUS IBERIA, S.A.	2402,00	**5**
2	8-9	TORRE LAPAROSCOPIA /ENDOSCOPIA Y TORRE DE ARTROSCOPIA	STRYKER IBERIA, S.L.	3182,40	**3,77**

VALORACION TOTAL CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

PLS: CÓRDOBA

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO ELECTROMÉDICO PARA LOS QUIROFANOS DEL HOSPITAL INFANTA MARGARITA PERTENECIENTE AL AGS SUR DE CÓRDOBA, ADSCRITO A LA PLATAFORMA LOGÍSTICA SANITARIA DE CÓRDOBA, FINANCIADO CON FONDOS REACT-EU.

Nº de EXPEDIENTE: PA 37/21 (1120/2021)

										45 ptos	20 ptos	25 ptos			5 ptos		5 ptos			
AGRUP	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CANTIDAD TOTAL	%iva	Precio Licitación sin IVA	Precio Licitación con IVA	Proveedor	PUNTUACIÓN CRITERIOS TECNICOS NO AUTOMÁTICOS	PUNTUACIÓN CRITERIOS TECNICOS AUTOMÁTICOS	Oferta económica iva incluido	% bajada	Puntuacion	Vida util equipo	Puntos	Horas de leds	Puntuación criterio mediambiental	PUNTUACIÓN TOTAL	
1	1	SU.EQ.ELEC.05.02.19	F24228	Panel técnico de quirófano-GC.	6	21 %	96.000,00	116.160,00	AGENOR MANTENIMIENTOS, S.A.			111.407,37								
1	2	SU.EQ.ELEC.04.01.23	F32419	LAMPARA DE QUIROFANO-LAMPARA DE QUIROFANO-LED	6	21 %	48.000,00	58.080,00	AGENOR MANTENIMIENTOS, S.A.			52.444,97								
1	3	SU.EQ.ELEC.04.01.23	F72189	LAMPARA DE QUIROFANO-Con brazo portamonitor y monitor 4k (de cúpula	3	21 %	47.310,00	57.245,10	AGENOR MANTENIMIENTOS, S.A.			51.691,08								
1	4	SU.EQ.ELEC.04.01.23	F72191	LAMPARA DE QUIROFANO-Con cámara, brazo portamonitor y monitor 4k (de cúpula).	3	21 %	53.310,00	64.505,10	AGENOR MANTENIMIENTOS, S.A.			56.952,32								
1	5	SU.EQ.ELEC.05.02.34	F72338	Brazo de Suministro de Gases, Electricidad, Video y Datos-GC	6	21 %	55.800,00	67.518,00	AGENOR MANTENIMIENTOS, S.A.			60.967,28								
1	6	SU.EQ.ELEC.05.02.14	E98156	Columna de Cirugía-GC	6	21 %	72.000,00	87.120,00	AGENOR MANTENIMIENTOS, S.A.			78.667,47								
1	7	SU.EQ.ELEC.05.02.25	F72201	Estación clínica intraquirúrgica-Sistema de Integración de imágenes (generado por diferentes dispositivos de quirófano).	1	21 %	132.000,00	159.720,00	AGENOR MANTENIMIENTOS, S.A.			154.272,93								
1	1	SU.EQ.ELEC.05.02.19	F24228	Panel técnico de quirófano-GC.	6	21 %	96.000,00	116.160,00	OFITEL SOLUCIONES TECNOLÓGICAS S.L.U.			116.160,00								
1	2	SU.EQ.ELEC.04.01.23	F32419	LAMPARA DE QUIROFANO-LAMPARA DE QUIROFANO-LED	6	21 %	48.000,00	58.080,00	OFITEL SOLUCIONES TECNOLÓGICAS S.L.U.			58.080,00								
1	3	SU.EQ.ELEC.04.01.23	F72189	LAMPARA DE QUIROFANO-Con brazo portamonitor y monitor 4k (de cúpula	3	21 %	47.310,00	57.245,10	OFITEL SOLUCIONES TECNOLÓGICAS S.L.U.			57.245,10								
1	4	SU.EQ.ELEC.04.01.23	F72191	LAMPARA DE QUIROFANO-Con cámara, brazo portamonitor y monitor 4k (de cúpula).	3	21 %	53.310,00	64.505,10	OFITEL SOLUCIONES TECNOLÓGICAS S.L.U.			64.505,10								
1	5	SU.EQ.ELEC.05.02.34	F72338	Brazo de Suministro de Gases, Electricidad, Video y Datos-GC	6	21 %	55.800,00	67.518,00	OFITEL SOLUCIONES TECNOLÓGICAS S.L.U.			67.518,00								
1	6	SU.EQ.ELEC.05.02.14	E98156	Columna de Cirugía-GC	6	21 %	72.000,00	87.120,00	OFITEL SOLUCIONES TECNOLÓGICAS S.L.U.			87.120,00								
1	7	SU.EQ.ELEC.05.02.25	F72201	Estación clínica intraquirúrgica-Sistema de Integración de imágenes (generado por diferentes dispositivos de quirófano).	1	21 %	132.000,00	159.720,00	OFITEL SOLUCIONES TECNOLÓGICAS S.L.U.			159.720,00								
1				**VALORACION AGRUPACION DE LOTE 1**			**504.420,00**	**610.348,20**	**AGENOR MANTENIMIENTOS, S.A.**	**45**	**13**	**566.403,42**	**7%**	**25**	**12**	**5**	**60.000**	**4**	**92,00**	**Adjudicatario**
1				**VALORACION AGRUPACION DE LOTE 1**			**504.420,00**	**610.348,20**	**OFITEL SOLUCIONES TECNOLÓGICAS S.L.U.**	**30**	**20**	**610.348,20**	**0%**	**0**	**12**	**5**	**60.000**	**4**	**59,00**	
2	8	SU.EQ.ELEC.05.03	C25606	Torre de endoscopia-GC.	3	21 %	210.000,00	254.100,00	OLYMPUS IBERIA, S.A.U.			205.385,11			10+2	5				
2	9	SU.EQ.ELEC.01.05.08	F24339	TORRE ARTROSCOPIA-GC	1	21 %	75.000,00	90.750,00	OLYMPUS IBERIA, S.A.U.			63.283,62			10+2	5				
2	8	SU.EQ.ELEC.05.03	C25606	Torre de endoscopia-GC.	3	21 %	210.000,00	254.100,00	STYKER IBERIA, S.L.			229.900,00			10+2	5				
2	9	SU.EQ.ELEC.01.05.08	F24339	TORRE ARTROSCOPIA-GC	1	21 %	75.000,00	90.750,00	STYKER IBERIA, S.L.			76.230,00			10+2	5				
2	8	SU.EQ.ELEC.05.03	C25606	Torre de endoscopia-GC.	3	21 %	210.000,00	254.100,00	PALEX MEDICAL S.A.											
2	9	SU.EQ.ELEC.01.05.08	F24339	TORRE ARTROSCOPIA-GC	1	21 %	75.000,00	90.750,00	PALEX MEDICAL S.A.											
2	8	SU.EQ.ELEC.05.03	C25606	Torre de endoscopia-GC.	3	21 %	210.000,00	254.100,00	Sistemas Integrales de la Medicina, S.A.U.											
2	9	SU.EQ.ELEC.01.05.08	F24339	TORRE ARTROSCOPIA-GC	1	21 %	75.000,00	90.750,00	Sistemas Integrales de la Medicina, S.A.U.											
2				**VALORACION AGRUPACION DE LOTE 2**				**344.850,00**	OLYMPUS IBERIA, S.A.U.	**45**	**20**	**268.668,73**	**22%**	**25**	**12**	**5**	**2.402**	**5**	**100,00**	**Adjudicatario**
2				**VALORACION AGRUPACION DE LOTE 2**				**344.850,00**	STYKER IBERIA, S.L.	**30**	**15**	**306.130,00**	**11%**	**21,56**	**12**	**5**	**3.182**	**0,00**	**71,56**	
2				**VALORACION AGRUPACION DE LOTE 2**					PALEX MEDICAL S.A.	**0**	**Excluida. No cumple prescripciones técnicas**									
2				**VALORACION AGRUPACION DE LOTE 2**					Sistemas Integrales de la Medicina, S.A.U.	**20**	**Excluida. No supera umbral mínimo**									

Firmado por MUÑOZ DIAZ CARMEN - 44364793R el dï¿½a 29/04/2022 con un certificado emitido por AC