

## A C T A

### **MESA DE CONTRATACIÓN LA APROBACIÓN DEL INFORME TÉCNICO DE VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEPENDIENTES DE UN JUICIO DE VALOR Y APERTURA DEL SOBRE N.º 3 DE DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA Y TÉCNICA PARA SU EVALUACIÓN CONFORME A CRITERIOS DE EVALUACIÓN AUTOMÁTICA DEL EXPEDIENTE 869/2022, PROCEDIMIENTO ABIERTO POR ACUERDO MARCO NÚM. 42/22.**

En Córdoba, siendo las doce horas y veinticuatro minutos del día 24 de enero de 2023, se reúne la Mesa de Contratación del Hospital Universitario Reina Sofía, centro donde está ubicada la Central Provincial de Compras de Córdoba, con la asistencia de las personas que a continuación se citan, para proceder a la Aprobación del Informe Técnico de valoración de los criterios de adjudicación dependientes de un juicio de valor y apertura del sobre n.º 3 de Documentación económica y técnica para su evaluación conforme a criterios de evaluación automática, del Procedimiento Abierto mediante Acuerdo Marco núm. 869/2022, convocado para la contratación del SUMINISTRO, DE TRACTO SUCESIVO Y PRECIOS UNITARIOS, DE TUBOS ENDOTRAQUEALES Y MATERIAL ACCESORIO PARA VENTILACIÓN Y MONITORIZACIÓN CARDIORRESPIRATORIA (SUBGRUPO 01.10 DEL CATÁLOGO S.A.S.), CON DISPONIBILIDAD DE USO DEL EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA LA UTILIZACIÓN DEL MATERIAL OBJETO DEL CONTRATO, CON DESTINO A LOS CENTROS QUE INTEGRAN LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE CÓRDOBA. (PAAM 42/22).

#### **PRESIDENTA**

D<sup>a</sup>. Amparo Simón Valero  
Directora Económico Administrativa y de la CPC

#### **VOCALES**

D. Javier Ignacio Corral Martín  
Letrado Jefe de la Asesoría Jurídica Provincial del S.A.S.

D. Pedro Manuel Serrano Jurado  
Interventor Provincial Adjunto

D<sup>a</sup>. M<sup>a</sup> Luisa García Alijo  
Subdirectora de Contratación Administrativa

#### **SECRETARIA**

D<sup>a</sup> Carmen Muñoz Díaz  
Técnico de Función Administrativa

Constituida la Mesa de Contratación, se procede, en primer lugar, a aprobar, por unanimidad, el acta de la sesión del pasado 30 de septiembre de 2022.

<b>Código:</b>	6hWMS854PFIRMAQhb3FR1b3ZZBjzpN	<b>Fecha</b>	01/02/2023
<b>Firmado Por</b>	MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO		
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	<b>Página</b>	1/13



A continuación, la Mesa procede, en sesión privada, al examen del Informe Técnico emitido para la valoración de los criterios dependientes de un juicio de valor de las empresas que han presentado oferta al procedimiento de referencia, acordándose, por unanimidad su aprobación, según Anexo Adjunto a la presente acta.

Quedan admitidas al superar el umbral mínimo de criterios de adjudicación dependientes de juicio de valor, las ofertas presentadas en los lotes a que se hace referencia en el anexo a esta acta, de las empresas relacionadas a continuación y, por tanto, pueden continuar en el proceso de valoración de los criterios de adjudicación automáticos:

- 1- COOK ESPAÑA, S.L.
- 2- DRAGER MEDICAL HISPANIA, S.A.
- 3- ENDOOK EUROPA SL
- 4- FIRMA AMBU SL
- 5- IMARK-HOSPITAL SL
- 6- INTERSURGICAL ESPAÑA SL
- 7- KEYLAB MEDICAL SL
- 8- MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA SL
- 9- MEDTRONIC IBERICA SA
- 10- OXIGEM SL
- 11- PALEX MEDICAL, SA
- 12- PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L
- 13- TELEFLEX MEDICAL SA

Si bien, quedan **excluidas**, las ofertas presentadas por las siguientes empresas, a los lotes o Agrupación que se indica, por los motivos consignados en el Anexo que se adjunta al acta:

- **DRAGER MEDICAL HISPANIA, S.A**, para la Agrupación 5 que comprende los Lotes 14 y 15, no se valora la oferta al no haber presentado oferta a todos los lotes de la agrupación, requisito necesario para ser adjudicatario

Ha sido admitida en el resto de los lotes para los que ha presentado oferta.

- **ENDOOK EUROPA SL**, para la Agrupación 5 que comprende los Lotes 14, 15 y 16.

Ha sido admitida en el resto de los lotes para los que ha presentado oferta

Código:	6hWMS854PFIRMAQhb3FR1b3ZZBj zpN	Fecha	01/02/2023
Firmado Por	MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO		
Url De Verificación	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	Página	2/13



- **GVB-SPES ESPO SOCIEDAD LIMITADA:** para la Agrupación 1 que comprende los Lotes 1, 2 ,3 y 4.
- **INTERSURGICAL ESPAÑA SL:** para la Agrupación 5 que comprende los Lotes 14, 15 y 16, así como al Lote independiente 23  
Ha sido admitida en el resto de los Lotes para los que ha presentado oferta.
- **PALEX MEDICAL S.A.,** para la Agrupación 5 que comprende los Lotes 14,15,16, así como al Lote independiente 17.  
Ha sido admitida en el resto de los Lotes para los que ha presentado oferta.
- **PRODUCTOS MÉDICOS HOSPITALARIOS SL.,** para el Lote independiente 17  
Ha sido admitida en el resto de los Lotes para los que ha presentado oferta.
- **TELEFLEX MEDICAL SA.,** para el Lote independiente 21  
Ha sido admitida en el resto de los Lotes para los que ha presentado oferta.

Seguidamente, se hace el llamamiento para el acto público de apertura de la oferta económica, que se contiene en los sobres nº 3 junto a la documentación técnica para su valoración conforme a criterios de adjudicación automáticos, quedando constancia en acta de la asistencia de las personas que a continuación se relacionan:

Por parte de KEYLAB MEDICAL, acude en su representación D. Antonio Pomares

Por parte de INTERSURGICAL ESPAÑA SL, acuden en su representación D<sup>a</sup> Alicia Valero Flores y D. Jesús Caballero Ruiz

Posteriormente se procede por parte de la Presidenta de la Mesa, a la lectura de la puntuación otorgada en la valoración de los criterios técnicos no automáticos ante la representante de la empresa licitadora anteriormente mencionada.

A continuación, la Secretaria procede a la apertura del sobre n.º 3, donde figuran la oferta económica y la documentación evaluable mediante criterios de adjudicación automáticos, presentadas por las empresas admitidas, mostrándole a la representante de la empresa licitadora que acude al acto público, las ofertas económicas.

Por parte de la Presidenta, se va dando lectura de las ofertas económicas.

Finalizado el acto público, ya en acto privado, la Mesa de Contratación prosigue con la calificación del resto de la documentación presentada en el sobre n.º 3, acordando admitir a las empresas que se relacionan a continuación al haber presentado la documentación correctamente:

- 1 - DRAGER MEDICAL HISPANIA, S.A.
- 2 - ENDOOK EUROPA S.L.
- 3 - FIRMA AMBU S.L.
- 4 - INTERSURGICAL ESPAÑA S.L.
- 5 - MEDTRONIC IBERICA S.A.
- 6- PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L
- 7 - TELEFLEX MEDICAL S.A.

<b>Código:</b>	6hWMS854PFIRMAQhb3FR1b3ZZBjzpN	<b>Fecha</b>	01/02/2023	
<b>Firmado Por</b>	MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO			
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	<b>Página</b>	3/13	

Asimismo, la Mesa de Contratación acuerda por unanimidad, solicitar subsanación de la documentación presentada a las siguientes empresas, dándole un plazo de tres días naturales para ello, contados a partir del siguiente a la publicación en el Perfil del contratante del aviso de la notificación:

**COOK ESPAÑA, S.L.:**

- Aportación de Declaración responsable en materia de prevención de riesgos laborales y coordinación de actividades empresariales, según modelos **anexos IX y IX BIS** del PCAP. (Documentación firmada electrónicamente (con firma digital válida) por la persona con poder de representación de la empresa licitadora)

**IMARK-HOSPITAL S.L.:**

- Aportación de Declaración responsable en materia de prevención de riesgos laborales y coordinación de actividades empresariales, según modelos **anexos IX BIS** del PCAP. (Documentación firmada electrónicamente (con firma digital válida) por la persona con poder de representación de la empresa licitadora)

- Declaración Responsable conforme al **anexo X**, asumiendo el compromiso, en caso de resultar persona adjudicataria, de cumplir las condiciones especiales de ejecución que se recogen en el presente pliego y de aquellas que se establezcan en el apartado 24 del cuadro resumen (Documentación firmada electrónicamente (con firma digital válida) por la persona con poder de representación de la empresa licitadora).

**KEYLAB MEDICAL S.L.:**

- Aportación de Declaración responsable en materia de prevención de riesgos laborales y coordinación de actividades empresariales, según modelos **anexos IX y IX BIS** del PCAP. (Documentación firmada electrónicamente (con firma digital válida) por la persona con poder de representación de la empresa licitadora)

**MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA S.L.:**

- Aportación de Declaración responsable en materia de prevención de riesgos laborales y coordinación de actividades empresariales, según modelos **anexos IX y IX BIS** del PCAP. (Documentación firmada electrónicamente (con firma digital válida) por la persona con poder de representación de la empresa licitadora)

**OXIGEM S.L.:**

- Aportación de Declaración responsable en materia de prevención de riesgos laborales y coordinación de actividades empresariales, según modelo **anexo IX BIS** del PCAP. (Documentación firmada electrónicamente (con firma digital válida) por la persona con poder de representación de la empresa licitadora)

- Declaración Responsable conforme al **anexo X**, asumiendo el compromiso, en caso de resultar persona adjudicataria, de cumplir las condiciones especiales de ejecución que se recogen en el presente pliego y de aquellas que se establezcan en el apartado 24 del cuadro resumen (Documentación firmada electrónicamente

<b>Código:</b>	6hWMS854PFIRMAQhb3FR1b3ZZBjzpN	<b>Fecha</b>	01/02/2023	
<b>Firmado Por</b>	MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO			
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	<b>Página</b>	4/13	

(con firma digital válida) por la persona con poder de representación de la empresa licitadora).

**PALEX MEDICAL, S.A.:**

- **Aportación correcta de Declaración responsable en materia de prevención de riesgos laborales y coordinación de actividades empresariales, según modelo **anexo IX BIS** del PCAP. (Documentación firmada electrónicamente (con firma digital válida) por la persona con poder de representación de la empresa licitadora)**

Se deja constancia en acta de que, cada uno de los miembros asistentes a la Mesa de contratación, manifiesta la ausencia de conflicto de intereses en la presente licitación, de acuerdo al artículo 64 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Finalmente, no habiendo más asuntos que tratar, la Presidenta de la Mesa de Contratación levantó la sesión a las trece horas y treinta minutos del día indicado al principio del acta.

De todo lo anterior, yo, la secretaria, doy fe,

**Vº Bº LA PRESIDENTA**

**LA SECRETARIA**

MUNOZ  
 DIAZ  
 CARMEN +  
 44364793R

Electrónicamente por  
 MUNOZ DIAZ CARMEN +  
 44364793R  
 DNI: 44364793R  
 Autorización de firma:  
 MUNOZ DIAZ CARMEN +  
 44364793R  
 DNI: 44364793R  
 Fecha: 2023.02.01 11:55:04  
 s:00

<b>Código:</b>	6hWMS854PFIRMAQhb3FR1b3ZZBj zpN	<b>Fecha</b>	01/02/2023
<b>Firmado Por</b>	MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO	<b>Página</b>	5/13
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>		



## INFORME DE VALORACION DE CRITERIOS TÉCNICOS NO AUTOMÁTICOS

CPC CÓRDOBA  
 DEL CONTRATO: SUMINISTRO, DE TRACTO SUCESIVO Y PRECIOS UNITARIOS, DE TUBOS ENDOTRAQUEALES Y MATERIAL ACCESORIO PARA VENTILACIÓN Y MONITORIZACIÓN CARDIORRESPIRATORIA (SUBGRUPO 01.10 DEL CATÁLOGO S.A.S.), CON DISPONIBILIDAD DE USO DEL EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA LA UTILIZACIÓN DEL MATERIAL OBJETO DEL CONTRATO, CON DESTINO A LOS  
 EXPEDIENTE: 869/2022 (PAAM 42/22)

Agrupación	Lote	Clasificación	GC	Denominación	PRESCRIPCIONES TÉCNICAS	DISPONIBILIDAD DE USO DE EQUIPOS	Cantidad TOTAL 2 AÑOS	%iva	Precio licitación s/iva	Precio unitario con IVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
1	1	SU.PC.SANI.01.10.06.700000	E90239	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALÓN PARA CONTROL ELECTROMIOGRÁFICO-Tamaño:6.5;		Disponibilidad de uso de un monitor de control electromiográfico para cirugía de cuello para el HURS. Para el HIM deberá facilitarse cuando sea necesario	36	10 %	155,481818	171,030000	GVB- SPES ESPO S. L.		Ref.: LSEPA19 CIP. 100155858526	Oferta apta. En cuanto a facilidad de uso, el tubo es menos flexible que la oferta de Medtronic. No aporta los elementos extra de seguridad de la oferta de Medtronic como el tipo de trenzado del cable, sujeción del mismo con manguitos ni cinta que aporta distancia entre los cables y el tubo. En cuanto al rendimiento se puede conseguir su finalidad con una unidad y en relación a su eficacia se consiguen los efectos perseguidos.	0
1	1	SU.PC.SANI.01.10.06.700000	E90239	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALÓN PARA CONTROL ELECTROMIOGRÁFICO-Tamaño:6.5;		Disponibilidad de uso de un monitor de control electromiográfico para cirugía de cuello para el HURS. Para el HIM deberá facilitarse cuando sea necesario	36	10 %	155,481818	171,030000	MEDTRONIC IBÉRICA, S. A.		Ref.: 8229965 CIP. 100100221942	Oferta buena. A destacar la flexibilidad del tubo por lo que es de fácil utilización. El trenzado completo del cable, evita que los cables se enreden aportando más seguridad al procedimiento. Asimismo presenta unos manguitos de seguridad que favorece el mantenimiento del trenzado del mismo. La sujeción de los electrodos al tubo es muy adecuada por presentar una cinta de seguridad que favorecer distancia entre los electrodos y el tubo. Rendimiento se puede conseguir su finalidad con una unidad y en cuanto a su eficacia se consiguen los efectos perseguidos.	20
1	2	SU.PC.SANI.01.10.06.700000	E76560	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALÓN PARA CONTROL ELECTROMIOGRÁFICO-Tamaño:7.0;		Disponibilidad de uso de un monitor de control electromiográfico para cirugía de cuello para el HURS. Para el HIM deberá facilitarse cuando sea necesario	150	10 %	155,509091	171,060000	GVB- SPES ESPO S. L.		Ref.: LSEPA06 CIP. 100155866002	Oferta apta. En cuanto a facilidad de uso, el tubo es menos flexible que la oferta de Medtronic. No aporta los elementos extra de seguridad de la oferta de Medtronic como el tipo de trenzado del cable, sujeción del mismo con manguitos ni cinta que aporta distancia entre los cables y el tubo. En cuanto al rendimiento se puede conseguir su finalidad con una unidad y en relación a su eficacia se consiguen los efectos perseguidos.	0
1	2	SU.PC.SANI.01.10.06.700000	E76560	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALÓN PARA CONTROL ELECTROMIOGRÁFICO-Tamaño:7.0;		Disponibilidad de uso de un monitor de control electromiográfico para cirugía de cuello para el HURS. Para el HIM deberá facilitarse cuando sea necesario	150	10 %	155,509091	171,060000	MEDTRONIC IBÉRICA, S. A.		Ref.: 8229970 CIP. 100100206091	Oferta buena. A destacar la flexibilidad del tubo por lo que es de fácil utilización. El trenzado completo del cable, evita que los cables se enreden aportando más seguridad al procedimiento. Asimismo presenta unos manguitos de seguridad que favorece el mantenimiento del trenzado del mismo. La sujeción de los electrodos al tubo es muy adecuada por presentar una cinta de seguridad que favorecer distancia entre los electrodos y el tubo. Rendimiento se puede conseguir su finalidad con una unidad y en cuanto a su eficacia se consiguen los efectos perseguidos.	20
1	3	SU.PC.SANI.01.10.06.700000	E92420	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALÓN PARA CONTROL ELECTROMIOGRÁFICO-Tamaño:7.5;		Disponibilidad de uso de un monitor de control electromiográfico para cirugía de cuello para el HURS. Para el HIM deberá facilitarse cuando sea necesario	90	10 %	155,509091	171,060000	GVB- SPES ESPO S. L.		Ref.:LSEPA20 CIP. 100155865991	Oferta apta. En cuanto a facilidad de uso, el tubo es menos flexible que la oferta de Medtronic. No aporta los elementos extra de seguridad de la oferta de Medtronic como el tipo de trenzado del cable, sujeción del mismo con manguitos ni cinta que aporta distancia entre los cables y el tubo. En cuanto al rendimiento se puede conseguir su finalidad con una unidad y en relación a su eficacia se consiguen los efectos perseguidos.	0
1	3	SU.PC.SANI.01.10.06.700000	E92420	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALÓN PARA CONTROL ELECTROMIOGRÁFICO-Tamaño:7.5;		Disponibilidad de uso de un monitor de control electromiográfico para cirugía de cuello para el HURS. Para el HIM deberá facilitarse cuando sea necesario	90	10 %	155,509091	171,060000	MEDTRONIC IBÉRICA, S. A.		Ref.:8229975 CIP. 100100205980	Oferta buena. A destacar la flexibilidad del tubo por lo que es de fácil utilización. El trenzado completo del cable, evita que los cables se enreden aportando más seguridad al procedimiento. Asimismo presenta unos manguitos de seguridad que favorece el mantenimiento del trenzado del mismo. La sujeción de los electrodos al tubo es muy adecuada por presentar una cinta de seguridad que favorecer distancia entre los electrodos y el tubo. Rendimiento se puede conseguir su finalidad con una unidad y en cuanto a su eficacia se consiguen los efectos perseguidos.	20

<b>Código:</b>	6hWMS854PFIRMAQhb3FR1b3ZZBjzpn	<b>Fecha</b>	01/02/2023
<b>Firmado Por</b>	MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO		
<b>Uri De Verificación</b>	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	<b>Página</b>	6/13



Agrupación	Lote	Clasificación	GC	Denominación	PRESCRIPCIONES TÉCNICAS	DISPONIBILIDAD DE USO DE EQUIPOS	Cantidad TOTAL 2 AÑOS	%iva	Precio licitación s/iva	Precio unitario con IVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
1	4	SU.PC.SANI.01.10.06.700000	E76561	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALÓN PARA CONTROL ELECTROMIOGRÁFICO- Tamaño:8.0;		Disponibilidad de uso de un monitor de control electromiográfico para cirugía de cuello para el HURS. Para el HIM deberá facilitarse cuando sea necesario	44	10 %	155,509091	171,060000	GVB- SPES ESPO S. L.		Ref.:LSEPA07 CIP. 100155866103	Oferta apta. En cuanto a facilidad de uso, el tubo es memos flexible que la oferta de Medtronic. No aporta los elementos extra de seguridad de la oferta de Medtronic como el tipo de trenzado del cable, sujeción del mismo con manguitos ni cinta que aporta distancia entre los cables y el tubo. En cuanto al rendimiento se puede conseguir su finalidad con una unidad y en relación a su eficacia se consiguen los efectos perseguidos.	0
1	4	SU.PC.SANI.01.10.06.700000	E76561	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALÓN PARA CONTROL ELECTROMIOGRÁFICO- Tamaño:8.0;		Disponibilidad de uso de un monitor de control electromiográfico para cirugía de cuello para el HURS. Para el HIM deberá facilitarse cuando sea necesario	44	10 %	155,509091	171,060000	MEDTRONIC IBÉRICA, S. A.		Ref.:3229980 CIP. 100100222356	Oferta buena. A destacar la flexibilidad del tubo por lo que es de fácil utilización. El trenzado completo del cable, evita que los cables se enreden aportando más seguridad al procedimiento. Asimismo presenta unos manguitos de seguridad que favorece el mantenimiento del trenzado del mismo. La sujeción de los electrodos al tubo es muy adecuada por presentar una cinta de seguridad que favorecer distancia entre los electrodos y el tubo. Rendimiento se puede conseguir su finalidad con una unidad y en cuanto a su eficacia se consiguen los efectos perseguidos.	20
2	5	SU.PC.SANI.01.10.07.307000	E64624	TUBO ENDOTRAQUEAL SELECTIVO BRONQUIO TRAQUEOTOMIA / adulto-Longitud:[7.5-7.5];Diámetro externo:[39-39];Seleccionar Pulmón izquierdo;			8	10 %	118,190909	130,010000	TELEFLEX MEDICAL, S. A. U.		Ref.:116400-000750 CIP.100008838475	La oferta se considera buena desde todos los aspectos a valorar de facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, rendimiento y eficacia, ajustándose adecuadamente a nuestra necesidad asistencial	20
2	6	SU.PC.SANI.01.10.07.307000	E64626	TUBO ENDOTRAQUEAL SELECTIVO BRONQUIO TRAQUEOTOMIA / adulto-Longitud:[8.5-8.5];Diámetro externo:[39-39];Seleccionar Pulmón izquierdo;			6	10 %	174,000000	191,400000	TELEFLEX MEDICAL, S. A. U.		Ref.:116400-000850 CIP. 100008838576	La oferta se considera buena desde todos los aspectos a valorar de facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, rendimiento y eficacia, ajustándose adecuadamente a nuestra necesidad asistencial	20
3	7	SU.PC.SANI.01.10.07.400000	E77327	TUBO ENDOTRAQUEAL SELECTIVO BRONQUIO CON CAMARA / adulto- Diámetro:[35-35];Seleccionar Pulmón izquierdo;		Disponibilidad de uso de un monitor para correcta colocación del tubo endotraqueal	154	10 %	200,554545	220,610000	AMBU S. L.		Ref.: DLVT35LAS CIP. 100121123175	La oferta se considera buena desde todos los aspectos a valorar de facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, rendimiento y eficacia, ajustándose adecuadamente a nuestra necesidad asistencial	20
3	8	SU.PC.SANI.01.10.07.400000	E77328	TUBO ENDOTRAQUEAL SELECTIVO BRONQUIO CON CAMARA / adulto- Diámetro:[37-37];Seleccionar Pulmón izquierdo;			388	10 %	200,554545	220,610000	AMBU S. L.		Ref.: DLVT37LAS CIP. 100121112962	La oferta se considera buena desde todos los aspectos a valorar de facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, rendimiento y eficacia, ajustándose adecuadamente a nuestra necesidad asistencial	20
3	9	SU.PC.SANI.01.10.07.400000	E77329	TUBO ENDOTRAQUEAL SELECTIVO BRONQUIO CON CAMARA / adulto- Diámetro:[39-39];Seleccionar Pulmón izquierdo;			200	10 %	200,554545	220,610000	AMBU S. L.		Ref.: DLVT39LAS CIP. 100121123276	La oferta se considera buena desde todos los aspectos a valorar de facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, rendimiento y eficacia, ajustándose adecuadamente a nuestra necesidad asistencial	20
3	10	SU.PC.SANI.01.10.07.400000	F63746	TUBO ENDOTRAQUEAL SELECTIVO BRONQUIO CON CAMARA / adulto- Diámetro:[41-41];Seleccionar Pulmón izquierdo;			20	10 %	200,554545	220,610000	AMBU S. L.		Ref.: DLVT41LAS CIP. 100121123377	La oferta se considera buena desde todos los aspectos a valorar de facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, rendimiento y eficacia, ajustándose adecuadamente a nuestra necesidad asistencial	20
4	11	SU.PC.SANI.01.10.08		ACCESORIOS PARA INTUBACIÓN ;	BRONCOSCOPIO DESECHABLE- Diámetro:[3.5-4.0] se valorara la oferta de un kit que incluya sistema de extracción de muestras y canal de trabajo		Disponibilidad de uso de 13 monitores necesarios para la utilización del material fungible ofertado	106	21 %	262,504132	317,630000	AMBU S. L.		Ref.: 476001000 CIP. 100119696948	La oferta se considera buena desde todos los aspectos a valorar de facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, rendimiento y eficacia, ajustándose adecuadamente a nuestra necesidad asistencial
4	12	SU.PC.SANI.01.10.08		ACCESORIOS PARA INTUBACIÓN ;	BRONCOSCOPIO DESECHABLE- Diámetro:[5.0-5.5]; se valorara la oferta de un kit que incluya sistema de extracción de muestras y canal de trabajo	Disponibilidad de uso de 13 monitores necesarios para la utilización del material fungible ofertado	610	21 %	262,504132	317,630000	AMBU S. L.		Ref.:477501000 CIP. 100147777095	La oferta se considera buena desde todos los aspectos a valorar de facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, rendimiento y eficacia, ajustándose adecuadamente a nuestra necesidad asistencial	20
4	13	SU.PC.SANI.01.10.08		ACCESORIOS PARA INTUBACIÓN ;	BRONCOSCOPIO DESECHABLE- Diámetro:[5.5-6.0]; se valorara la oferta de un kit que incluya sistema de extracción de muestras y canal de trabajo	Disponibilidad de uso de 13 monitores necesarios para la utilización del material fungible ofertado	290	21 %	262,504132	317,630000	AMBU S. L.		Ref.: 478501000 CIP. 100147785874	La oferta se considera buena desde todos los aspectos a valorar de facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, rendimiento y eficacia, ajustándose adecuadamente a nuestra necesidad asistencial	20

<b>Código:</b>	6hWMS854PFIRMAQhb3FRlb3ZZBjzPN		<b>Fecha</b>	01/02/2023
<b>Firmado Por</b>	MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO		<b>Página</b>	7/13
<b>Uri De Verificación</b>	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/			



Agrupación	Lote	Clasificación	GC	Denominación	PRESCRIPCIONES TÉCNICAS	DISPONIBILIDAD DE USO DE EQUIPOS	Cantidad TOTAL 2 AÑOS	%iva	Precio licitación s/iva	Precio unitario con IVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
5	14	SU.PC.SANI.01.10.09.000008	F87827	CIRCUITO RESPIRADOR ESTANDAR C/ SISTEMA HUMIDIFICACIÓN ACTIVA/ neonatos-Doble ramal calefactado:SI;Flujo por minuto:>4 L;Ventilación alta frecuencia:SI;Respirador compatible:Babylog 8000 y VN500;Medidas de los conectores:12m-12h;			40	21 %	55,743802	67,450000	DRAGUER MEDICAL HISPANIA S. A.		Ref.: MP00308 CIP: 100019876268	La oferta no se valora. Solo se presenta oferta a los lotes 14 y 15. No han presentado oferta a todos los lotes de la agrupación, requisito necesario para poder ser adjudicatario.	-
5	14	SU.PC.SANI.01.10.09.000008	F87827	CIRCUITO RESPIRADOR ESTANDAR C/ SISTEMA HUMIDIFICACIÓN ACTIVA/ neonatos-Doble ramal calefactado:SI;Flujo por minuto:>4 L;Ventilación alta frecuencia:SI;Respirador compatible:Babylog 8000 y VN500;Medidas de los conectores:12m-12h;			40	21 %	55,743802	67,450000	INTERSURGIC AL ESPAÑA, S.L.		Ref.: 5508-004 CIP: 100155729220	Oferta apta. No presenta dificultad especial para su uso. En cuanto a seguridad, nuestra práctica clínica evidencia con el uso no prolongado, que condensa con las bases de Fisher Paykel que son las utilizadas por los equipos, lo que puede poner en riesgo la seguridad del paciente al poder llegar humedad a las vías respiratorias. Por el mismo motivo, el rendimiento no es el más adecuado por tener que utilizar más de una unidad en estos casos para lograr el efecto deseado. La eficacia se puede ver comprometida, porque el tubo de acceso para poder aspirar secreciones no es valvulado por lo que hay que abrir el circuito para la aspiración y puede presentar fugas.	0
5	14	SU.PC.SANI.01.10.09.000008	F87827	CIRCUITO RESPIRADOR ESTANDAR C/ SISTEMA HUMIDIFICACIÓN ACTIVA/ neonatos-Doble ramal calefactado:SI;Flujo por minuto:>4 L;Ventilación alta frecuencia:SI;Respirador compatible:Babylog 8000 y VN500;Medidas de los conectores:12m-12h;			40	21 %	55,743802	67,450000	ENDOOK EUROPA S. L.		Ref.: RT265 CIP: 100096491055	Oferta buena. No presenta dificultad especial para su uso. En cuanto a seguridad, el cable calefactor se presenta en espiral lo que favorece el flujo laminar y disminuye la condensación, evitando el contacto de la humedad con las vías respiratorias del paciente. En cuanto al rendimiento, con una unidad se consiguen los efectos necesarios para nuestras necesidades. El tubo de acceso para poder aspirar secreciones es valvulado por lo que no hay que abrir el circuito y se evitan posibles fugas. Se excluye por no presentar oferta válida a todos los lotes de la agrupación.	-
5	14	SU.PC.SANI.01.10.09.000008	F87827	CIRCUITO RESPIRADOR ESTANDAR C/ SISTEMA HUMIDIFICACIÓN ACTIVA/ neonatos-Doble ramal calefactado:SI;Flujo por minuto:>4 L;Ventilación alta frecuencia:SI;Respirador compatible:Babylog 8000 y VN500;Medidas de los conectores:12m-12h;			40	21 %	55,743802	67,450000	PALEX MEDICAL, S. A.		Ref.: 07137 NS / 507240 CIP: 100155899732	Oferta apta. No presenta dificultad especial para su uso. En cuanto a seguridad, nuestra práctica clínica evidencia con el uso no prolongado, que condensa con las bases de Fisher Paykel que son las utilizadas por los equipos, lo que puede poner en riesgo la seguridad del paciente al poder llegar humedad a las vías respiratorias. Por el mismo motivo, el rendimiento no es el más adecuado por tener que utilizar más de una unidad en estos casos para lograr el efecto deseado. En cuanto a la eficacia, puede verse alterada porque el tubo de conexión entre la salida inspiratoria del respirador y el humidificador tiene un diámetro mayor (aumento del espacio muerto) por lo que el volumen efectivo puede verse alterado perjudicando la eficacia de la ventilación mecánica.	0
5	15	SU.PC.SANI.01.10.09.000008	F76050	CIRCUITO RESPIRADOR ESTANDAR C/ SISTEMA HUMIDIFICACIÓN ACTIVA/ neonatos-Doble ramal calefactado:SI;Flujo por minuto:<4 L;Ventilación alta frecuencia:SI;Respirador compatible;Medidas de los conectores:15m (maquina) 15f (paciente);			40	21 %	55,743802	67,450000	DRAGUER MEDICAL HISPANIA S. A.		Ref.: MP02650 CIP: 100125584529	La oferta no se valora. Solo se presenta oferta a los lotes 14 y 15. No han presentado oferta a todos los lotes de la agrupación, requisito necesario para poder ser adjudicatario.	-
5	15	SU.PC.SANI.01.10.09.000008	F76050	CIRCUITO RESPIRADOR ESTANDAR C/ SISTEMA HUMIDIFICACIÓN ACTIVA/ neonatos-Doble ramal calefactado:SI;Flujo por minuto:<4 L;Ventilación alta frecuencia:SI;Respirador compatible;Medidas de los conectores:15m (maquina) 15f (paciente);			40	21 %	55,743802	67,450000	ENDOOK EUROPA S. L.		Ref.: RT266CO CIP: 100155295833	Oferta apta. No presenta dificultad especial para su uso. La oferta no presenta doble tubo calefactado en su interior y nuestra práctica clínica evidencia que rompe el flujo laminar. Debido a ello, la eficacia se ve comprometida al no conseguir los efectos necesarios para nuestras necesidades, puesto que no se puede utilizar en VNI de alto flujo, al tener que utilizar otro sistema para este tipo de ventilación. Se excluye por no presentar oferta válida a todos los lotes de la agrupación.	-

<b>Código:</b>	6hWMS854PFIRMAQhb3FRlb3ZZBjzpN		<b>Fecha</b>	01/02/2023
<b>Firmado Por</b>	MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO			
<b>Uri De Verificación</b>	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>		<b>Página</b>	8/13



Agrupación	Lote	Clasificación	GC	Denominación	PRESCRIPCIONES TÉCNICAS	DISPONIBILIDAD DE USO DE EQUIPOS	Cantidad TOTAL 2 AÑOS	%iva	Precio licitación s/iva	Precio unitario con IVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
5	15	SU.PC.SANI.01.10.09.000008	F76050	CIRCUITO RESPIRADOR ESTANDAR C/ SISTEMA HUMIDIFICACIÓN ACTIVA/ neonatos-Doble ramal calefactado:SI;Flujo por minuto:<4 L;Ventilación alta frecuencia:SI;Respirador compatible;varios;Medidas de los conectores:15m (maquina) 15L (paciente);			40	21 %	55,743802	67,450000	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.		Ref.: 4538004 CIP.100110973048	Oferta apta. No presenta dificultad especial para su uso. La oferta no presenta doble tubo calefactado en su interior y nuestra práctica clínica evidencia que rompe el flujo laminar. Debido a ello, la eficacia se ve comprometida al no conseguir los efectos necesarios para nuestras necesidades, puesto que no se puede utilizar en VNI de alto flujo, al tener que utilizar otro sistema para este tipo de ventilación.	0
5	15	SU.PC.SANI.01.10.09.000008	F76050	CIRCUITO RESPIRADOR ESTANDAR C/ SISTEMA HUMIDIFICACIÓN ACTIVA/ neonatos-Doble ramal calefactado:SI;Flujo por minuto:<4 L;Ventilación alta frecuencia:SI;Respirador compatible;varios;Medidas de los conectores:15m (maquina) 15L (paciente);			40	21 %	55,743802	67,450000	PALEX MEDICAL, S. A.		Ref.: 07137 NS / 507240	Oferta apta. No presenta dificultad especial para su uso. La oferta no presenta doble tubo calefactado en su interior y nuestra práctica clínica evidencia que rompe el flujo laminar. Debido a ello, la eficacia se ve comprometida al no conseguir los efectos necesarios para nuestras necesidades, puesto que no se puede utilizar en VNI de alto flujo, al tener que utilizar otro sistema para este tipo de ventilación.	0
5	16	SU.PC.SANI.01.10.09.000008	F75925	CIRCUITO RESPIRADOR ESTANDAR C/ SISTEMA HUMIDIFICACIÓN ACTIVA/ neonatos-Doble ramal calefactado:SI;Flujo por minuto:>4 L;Ventilación alta frecuencia:SI;Respirador compatible:SLE 4000, 5000, 6000;Medidas de los conectores:12m-12h;			40	21 %	55,743802	67,450000	ENDOOK EUROPA S. L.		Ref.: RT268 CIP. 100102091022	Oferta buena. No presenta dificultad especial para su uso. En cuanto a seguridad, el cable calefactor se presenta en espiral lo que favorece el flujo laminar y disminuye la condensación, evitando el contacto de la humedad con las vías respiratorias del paciente. En cuanto al rendimiento, con una unidad se consiguen los efectos necesarios para nuestras necesidades. El tubo de acceso para poder aspirar secreciones es valvulado por lo que no hay que abrir el circuito y se evitan posibles fugas. Se excluye por no presentar oferta válida a todos los lotes de la agrupación.	-
5	16	SU.PC.SANI.01.10.09.000008	F75925	CIRCUITO RESPIRADOR ESTANDAR C/ SISTEMA HUMIDIFICACIÓN ACTIVA/ neonatos-Doble ramal calefactado:SI;Flujo por minuto:>4 L;Ventilación alta frecuencia:SI;Respirador compatible:SLE 4000, 5000, 6000;Medidas de los conectores:12m-12h;			40	21 %	55,743802	67,450000	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.		Ref.: 4639-810 CIP.100155737201	Oferta apta. No presenta dificultad especial para su uso. En cuanto a seguridad, nuestra práctica clínica evidencia con el uso no prolongado, que condensa con las bases de Fisher Paykel que son las utilizadas por los equipos, lo que puede poner en riesgo la seguridad del paciente al poder llegar humedad a las vías respiratorias. Por el mismo motivo, el rendimiento no es el más adecuado por tener que utilizar más de una unidad en estos casos para lograr el efecto deseado. La eficacia se puede ver comprometida, porque el tubo de acceso para poder aspirar secreciones no es valvulado por lo que hay que abrir el circuito para la aspiración y puede presentar fugas.	0
5	16	SU.PC.SANI.01.10.09.000008	F75925	CIRCUITO RESPIRADOR ESTANDAR C/ SISTEMA HUMIDIFICACIÓN ACTIVA/ neonatos-Doble ramal calefactado:SI;Flujo por minuto:>4 L;Ventilación alta frecuencia:SI;Respirador compatible:SLE 4000, 5000, 6000;Medidas de los conectores:12m-12h;			40	21 %	55,743802	67,450000	PALEX MEDICAL, S. A.		Ref.:07137 NS / 507240	Oferta apta. No presenta dificultad especial para su uso. En cuanto a seguridad, nuestra práctica clínica evidencia con el uso no prolongado, que condensa con las bases de Fisher Paykel que son las utilizadas por los equipos, lo que puede poner en riesgo la seguridad del paciente al poder llegar humedad a las vías respiratorias. Por el mismo motivo, el rendimiento no es el más adecuado por tener que utilizar más de una unidad en estos casos para lograr el efecto deseado. En cuanto a la eficacia, puede verse alterada porque el tubo de conexión entre la salida inspiratoria del respirador y el humidificador tiene un diámetro mayor (aumento del espacio muerto) por lo que el volumen efectivo puede verse alterado perjudicando la eficacia de la ventilación mecánica.	0
	17	SU.PC.SANI.01.10.00.200000	B40124	CAMARA EXPANSORA INHALACION AEROSOLES CON MASCARILLA / neonatos - GC	Adaptable a cualquier inhalador. Con valvula de seguridad que posibilite un uso adecuado del producto. Con cuerpo no telescópico. Con conexión universal no desmontable		84	21 %	15,752066	19,060000	KEYLAB MEDICAL, S.L.		Ref.:1079822 CIP. 100070557500	Oferta muy buena. No presenta dificultad especial para su uso. Es ergonómica para uso por parte de profesionales y pacientes. En cuando a seguridad de uso y resultado presenta ventajas puesto que el tamaño de la mascarilla es perfectamente adaptable al neonato prematuro. Así mismo, la zona de contacto de la mascarilla con el paciente es muy confortable al presentar un acolchamiento que favorece dicho confort. En cuanto al rendimiento y eficacia, dado que la mascarilla presenta una sellado anatómico al contorno del neonato y su tamaño, se consiguen los efectos deseados con una unidad.	40

<b>Código:</b>	6hWMS854PFIRMAqb3FRlb3ZZBjzPN		<b>Fecha</b>	01/02/2023
<b>Firmado Por</b>	MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO		<b>Página</b>	9/13
<b>Uri De Verificación</b>	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>			



Agrupación	Lote	Clasificación	GC	Denominación	PRESCRIPCIONES TÉCNICAS	DISPONIBILIDAD DE USO DE EQUIPOS	Cantidad TOTAL 2 AÑOS	%iva	Precio licitación s/iva	Precio unitario con IVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
	17	SU.PC.SANI.01.10.00.200000	B40124	CAMARA EXPANSORA INHALACION AEROSOLES CON MASCARILLA / neonatos - GC	Adaptable a cualquier inhalador. Con valvula de seguridad que posibilite un uso adecuado del producto. Con cuerpo no telescópico. Con conexión universal no desmontable		84	21 %	15,752066	19,060000	OXIGEM, S.L		Ref. Fabricante :8010301 Ref.Distribuidor KM 1022 CIP. 100155886903	Oferta buena. No presenta dificultad especial para su uso. Es ergonómica para uso por parte de profesionales y pacientes. En cuando a seguridad de uso y resultado, el tamaño de la mascarilla es perfectamente adaptable al neonato prematuro. La zona de contacto de la mascarilla con el paciente es menos confortable que la oferta de Keylab por presentar menos acolchamiento. En cuanto al rendimiento y eficacia, dado que la mascarilla presenta una sellado anatómico al contorno del neonato y su tamaño, se consiguen los efectos deseados con una unidad.	20
	17	SU.PC.SANI.01.10.00.200000	B40124	CAMARA EXPANSORA INHALACION AEROSOLES CON MASCARILLA / neonatos - GC	Adaptable a cualquier inhalador. Con valvula de seguridad que posibilite un uso adecuado del producto. Con cuerpo no telescópico. Con conexión universal no desmontable		84	21 %	15,752066	19,060000	PALEX MEDICAL, S. A.		Ref. :429965 CIP:100093359422	Oferta apta. No presenta dificultad especial para su uso. Es ergonómica para uso por parte de profesionales y pacientes. En cuando a seguridad de uso y resultado, el tamaño de la mascarilla es demasiado grande para el neonato prematuro. La zona de contacto de la mascarilla con el paciente es menos confortable que la oferta de Keylab por presentar menos acolchamiento. En cuanto al rendimiento,dado el tamaño de la mascarilla, se dificulta conseguir los efectos deseados.	0
	17	SU.PC.SANI.01.10.00.200000	B40124	CAMARA EXPANSORA INHALACION AEROSOLES CON MASCARILLA / neonatos - GC	Adaptable a cualquier inhalador. Con valvula de seguridad que posibilite un uso adecuado del producto. Con cuerpo no telescópico. Con conexión universal no desmontable		84	21 %	15,752066	19,060000	PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIO S S. L.		Ref. :BHC220TMS CIP:100155746292	Oferta apta. No presenta dificultad especial para su uso. Es ergonómica para uso por parte de profesionales y pacientes. En cuando a seguridad de uso y resultado, el tamaño de la mascarilla es demasiado grande para el neonato prematuro. La zona de contacto de la mascarilla con el paciente es menos confortable que la oferta de Keylab por presentar menos acolchamiento. En cuanto a la eficacia,dado el tamaño de la mascarilla, se dificulta conseguir los efectos deseados.	0
	18	SU.PC.SANI.01.10.00.201000	B62281	CAMARA EXPANSORA INHALACION AEROSOLES CON BOQUILLA / adultos - GC	Adaptable a cualquier inhalador. Con cuerpo no telescópico. Con conexión universal no desmontable		4042	21 %	3,884298	4,700000	KEYLAB MEDICAL, S.L.		Ref.: 1040191 CIP:100029609786	Oferta muy buena. No presenta dificultad especial para su uso. Es ergonómica para uso por parte de profesionales y pacientes. No presenta riesgos asociados para profesionales ni pacientes. En cuanto el rendimiento, la forma de la boquilla es redonda, lo que favorece que la boca se adapte a la misma consiguiendo los resultados perseguidos. En cuanto a la eficacia, se consiguen los resultados con una unidad.	40
	18	SU.PC.SANI.01.10.00.201000	B62281	CAMARA EXPANSORA INHALACION AEROSOLES CON BOQUILLA / adultos - GC	Adaptable a cualquier inhalador. Con cuerpo no telescópico. Con conexión universal no desmontable		4042	21 %	3,884298	4,700000	OXIGEM, S.L		Ref. fabricante :8010101 Ref.Distribuidor KM-1020 CIP. 100154736694	Oferta muy buena. No presenta dificultad especial para su uso. Es ergonómica para uso por parte de profesionales y pacientes. No presenta riesgos asociados para profesionales ni pacientes. En cuanto el rendimiento, la forma de la boquilla es redonda, lo que favorece que la boca se adapte a la misma consiguiendo los resultados perseguidos. En cuanto a la eficacia, se consiguen los resultados con una unidad.	40
	18	SU.PC.SANI.01.10.00.201000	B62281	CAMARA EXPANSORA INHALACION AEROSOLES CON BOQUILLA / adultos - GC	Adaptable a cualquier inhalador. Con cuerpo no telescópico. Con conexión universal no desmontable		4042	21 %	3,884298	4,700000	PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIO S S. L.		Ref. :BHC220T CIP. 100146341192	Oferta buena. No presenta dificultad especial para su uso. Es ergonómica para uso por parte de profesionales y pacientes. No presenta riesgos asociados para profesionales ni pacientes. En cuanto el rendimiento, la forma de la boquilla es ovalada. En las ofertas anteriores era redonda. Debido a ello, la adaptación de la boca a la misma puede ser algo más dificultosa. En relación a la eficacia, puede ser algo menor debido a la forma de la boquilla. En cuanto al rendimiento, se consiguen los resultados con una unidad.	20
	18	SU.PC.SANI.01.10.00.201000	B62281	CAMARA EXPANSORA INHALACION AEROSOLES CON BOQUILLA / adultos - GC	Adaptable a cualquier inhalador. Con cuerpo no telescópico. Con conexión universal no desmontable		4042	21 %	3,884298	4,700000	INTERSURGIC AL ESPAÑA , S.L.		Ref. :MD38230 CIP. 100150537387	Oferta muy buena. No presenta dificultad especial para su uso. Es ergonómica para uso por parte de profesionales y pacientes. No presenta riesgos asociados para profesionales ni pacientes. En cuanto el rendimiento, la forma de la boquilla es redonda, lo que favorece que la boca se adapte a la misma. Esta adaptación favorece la eficaci, consiguiendo los resultados perseguidos. En cuanto al rendimiento, se consiguen los resultados con una unidad.	40

<b>Código:</b>	6hWMS854PFIRMAQhb3FRlb3ZZBjzPN	<b>Fecha</b>	01/02/2023
<b>Firmado Por</b>	MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO	<b>Página</b>	10/13
<b>Uri De Verificación</b>	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>		



Agrupación	Lote	Clasificación	GC	Denominación	PRESCRIPCIONES TÉCNICAS	DISPONIBILIDAD DE USO DE EQUIPOS	Cantidad TOTAL 2 AÑOS	%iva	Precio licitación s/iva	Precio unitario con IVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
	19	SU.PC.SANI.01.10.00.205000	B44298	CAMARA EXPANSORA INHALACION AEROSOLES CON MASCARILLA / adultos - GC	Adaptable a cualquier inhalador. Con valvula de seguridad que posibilite un uso adecuado del producto. Con cuerpo no telescópico. Con conexión universal no desmontable		2620	21 %	14,702479	17,790000	IMARK-HOSPITAL,S. L.		Ref.: IMA-CAMARA-MASC CIP.100155869537	Oferta buena. No presenta dificultad especial para su uso. Ergonómica para profesionales y pacientes. No presenta riesgos de uso para profesionales y pacientes. En cuanto al rendimiento, la mascarilla es menos anatómica que las ofertas mejor puntuadas y es demasiado flexible. Debido a lo anteriormente dicho, la eficacia puede disminuir con respecto a las ofertas mejor puntuadas. El rendimiento es bueno al conseguir los efectos deseados con una unidad.	20
	19	SU.PC.SANI.01.10.00.205000	B44298	CAMARA EXPANSORA INHALACION AEROSOLES CON MASCARILLA / adultos - GC	Adaptable a cualquier inhalador. Con valvula de seguridad que posibilite un uso adecuado del producto. Con cuerpo no telescópico. Con conexión universal no desmontable		2620	21 %	14,702479	17,790000	KEYLAB MEDICAL, S.L.		Ref.: 1079828 CIP.100070557601	Oferta muy buena. No presenta dificultad especial para su uso. Muy ergonómica para profesionales y pacientes. No presenta riesgos de uso para profesionales y pacientes. En cuanto a la eficacia, la mascarilla es muy anatómica y su borde es muy adaptable. El cuerpo de la mascarilla presenta una rigidez muy adecuada. Lo anteriormente expuesto hace que sea muy eficaz para conseguir los efectos perseguidos. En cuanto al rendimiento, con una unidad se consiguen los efectos deseados.	40
	19	SU.PC.SANI.01.10.00.205000	B44298	CAMARA EXPANSORA INHALACION AEROSOLES CON MASCARILLA / adultos - GC	Adaptable a cualquier inhalador. Con valvula de seguridad que posibilite un uso adecuado del producto. Con cuerpo no telescópico. Con conexión universal no desmontable		2620	21 %	14,702479	17,790000	OXIGEM, S.L.		Ref.:KM1033B CIP.100140485645	Oferta muy buena. No presenta dificultad especial para su uso. Muy ergonómica para profesionales y pacientes. No presenta riesgos de uso para profesionales y pacientes. En cuanto a la eficacia, la mascarilla es muy anatómica y su borde es muy adaptable. El cuerpo de la mascarilla presenta una rigidez muy adecuada. Lo anteriormente expuesto hace que sea muy eficaz para conseguir los efectos perseguidos. En cuanto al rendimiento, con una unidad se consiguen los efectos deseados.	40
	19	SU.PC.SANI.01.10.00.205000	B44298	CAMARA EXPANSORA INHALACION AEROSOLES CON MASCARILLA / adultos - GC	Adaptable a cualquier inhalador. Con valvula de seguridad que posibilite un uso adecuado del producto. Con cuerpo no telescópico. Con conexión universal no desmontable		2620	21 %	14,702479	17,790000	PALEX MEDICAL, S. A.		Ref.: 429967 CIP.100093359523	Oferta buena. No presenta dificultad especial para su uso. Ergonómica para profesionales y pacientes. No presenta riesgos de uso para profesionales y pacientes. En cuanto al rendimiento, la mascarilla es menos anatómica que las ofertas mejor puntuadas. Debido a lo anteriormente dicho, la eficacia puede disminuir con respecto a las ofertas mejor puntuadas. El rendimiento es bueno al conseguir los efectos deseados con una unidad.	20
	19	SU.PC.SANI.01.10.00.205000	B44298	CAMARA EXPANSORA INHALACION AEROSOLES CON MASCARILLA / adultos - GC	Adaptable a cualquier inhalador. Con valvula de seguridad que posibilite un uso adecuado del producto. Con cuerpo no telescópico. Con conexión universal no desmontable		2620	21 %	14,702479	17,790000	PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIO S S. L.		Ref.: BCH220TML CIP.100155756394	Oferta buena. No presenta dificultad especial para su uso. Ergonómica para profesionales y pacientes. No presenta riesgos de uso para profesionales y pacientes. En cuanto al rendimiento, la mascarilla es menos anatómica y más flexible que las ofertas mejor puntuadas. Debido a lo anteriormente dicho, la eficacia puede disminuir con respecto a las ofertas mejor puntuadas. El rendimiento es bueno al conseguir los efectos deseados con una unidad.	20
	19	SU.PC.SANI.01.10.00.205000	B44298	CAMARA EXPANSORA INHALACION AEROSOLES CON MASCARILLA / adultos - GC	Adaptable a cualquier inhalador. Con valvula de seguridad que posibilite un uso adecuado del producto. Con cuerpo no telescópico. Con conexión universal no desmontable		2620	21 %	14,702479	17,790000	INTERSURGIC AL ESPAÑA , S.L.		Ref.:MD38220 CIP.100150353824	Oferta buena. No presenta dificultad especial para su uso. Ergonómica para profesionales y pacientes. No presenta riesgos de uso para profesionales y pacientes. En cuanto al rendimiento, la mascarilla es menos anatómica que las ofertas mejor puntuadas. Debido a lo anteriormente dicho, la eficacia puede disminuir con respecto a las ofertas mejor puntuadas. El rendimiento es bueno al conseguir los efectos deseados con una unidad.	20

<b>Código:</b>	6hWMS854PFIRMAQhb3FRlb3ZZBjzpN	<b>Fecha</b>	01/02/2023
<b>Firmado Por</b>	MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO		
<b>Uri De Verificación</b>	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	<b>Página</b>	11/13



Agrupación	Lote	Clasificación	GC	Denominación	PRESCRIPCIONES TÉCNICAS	DISPONIBILIDAD DE USO DE EQUIPOS	Cantidad TOTAL 2 AÑOS	%iva	Precio licitación s/iva	Precio unitario con IVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
	20	SU.PC.SANI.01.10.00.206000	B39378	CAMARA EXPANSORA INHALACION AEROSOLES CON MASCARILLA / pediátrico - GC	Adaptable a cualquier inhalador. Con valvula de seguridad que posibilite un uso adecuado del producto. Con cuerpo no telescópico. Con conexión universal no desmontable		324	21 %	12,611570	15,260000	KEYLAB MEDICAL, S.L.		Ref.: 1079825 CIP. 100070557409	Oferta muy buena. No presenta dificultad especial para su uso. Muy ergonómica para profesionales y pacientes. No presenta riesgos de uso para profesionales y pacientes. En cuanto a la eficacia, la mascarilla es muy anatómica y su borde es muy adaptable. El cuerpo de la mascarilla presenta una rigidez muy adecuada. Lo anteriormente expuesto hace que sea muy eficaz para conseguir los efectos perseguidos. En cuanto al rendimiento, con una unidad se consiguen los efectos deseados.	40
	20	SU.PC.SANI.01.10.00.206000	B39378	CAMARA EXPANSORA INHALACION AEROSOLES CON MASCARILLA / pediátrico - GC	Adaptable a cualquier inhalador. Con valvula de seguridad que posibilite un uso adecuado del producto. Con cuerpo no telescópico. Con conexión universal no desmontable		324	21 %	12,611570	15,260000	PALEX MEDICAL, S. A.		Ref.: 429966 CIP. 100093359624	Oferta buena. No presenta dificultad especial para su uso. Ergonómica para profesionales y pacientes. No presenta riesgos de uso para profesionales y pacientes. En cuanto al rendimiento, la mascarilla es menos anatómica que las ofertas mejor puntuadas. Debido a lo anteriormente dicho, la eficacia puede disminuir con respecto a las ofertas mejor puntuadas. El rendimiento es bueno al conseguir los efectos deseados con una unidad.	20
	20	SU.PC.SANI.01.10.00.206000	B39378	CAMARA EXPANSORA INHALACION AEROSOLES CON MASCARILLA / pediátrico - GC	Adaptable a cualquier inhalador. Con valvula de seguridad que posibilite un uso adecuado del producto. Con cuerpo no telescópico. Con conexión universal no desmontable		324	21 %	12,611570	15,260000	OXIGEM, S.L.		Ref. Fabricante: KM1021 Ref. Distribuidor:8010201 CIP. 100155874386	Oferta muy buena. No presenta dificultad especial para su uso. Muy ergonómica para profesionales y pacientes. No presenta riesgos de uso para profesionales y pacientes. En cuanto a la eficacia, la mascarilla es muy anatómica y su borde es muy adaptable. El cuerpo de la mascarilla presenta una rigidez muy adecuada. Lo anteriormente expuesto hace que sea muy eficaz para conseguir los efectos perseguidos. En cuanto al rendimiento, con una unidad se consiguen los efectos deseados.	40
	20	SU.PC.SANI.01.10.00.206000	B39378	CAMARA EXPANSORA INHALACION AEROSOLES CON MASCARILLA / pediátrico - GC	Adaptable a cualquier inhalador. Con valvula de seguridad que posibilite un uso adecuado del producto. Con cuerpo no telescópico. Con conexión universal no desmontable		324	21 %	12,611570	15,260000	PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIO S S. L.		Ref.:BHC220TMM CIP.100155756495	Oferta buena. No presenta dificultad especial para su uso. Ergonómica para profesionales y pacientes. No presenta riesgos de uso para profesionales y pacientes. En cuanto al rendimiento, la mascarilla es menos anatómica y más flexible que las ofertas mejor puntuadas. Debido a lo anteriormente dicho, la eficacia puede disminuir con respecto a las ofertas mejor puntuadas. El rendimiento es bueno al conseguir los efectos deseados con una unidad.	20
	20	SU.PC.SANI.01.10.00.206000	B39378	CAMARA EXPANSORA INHALACION AEROSOLES CON MASCARILLA / pediátrico - GC	Adaptable a cualquier inhalador. Con valvula de seguridad que posibilite un uso adecuado del producto. Con cuerpo no telescópico. Con conexión universal no desmontable		324	21 %	12,611570	15,260000	INTERSURGICAL ESPAÑA , S.L.		Ref.:MD38210 CIP. 100150369481	Oferta buena. No presenta dificultad especial para su uso. Ergonómica para profesionales y pacientes. No presenta riesgos de uso para profesionales y pacientes. En cuanto al rendimiento, la mascarilla es menos anatómica que las ofertas mejor puntuadas. Debido a lo anteriormente dicho, la eficacia puede disminuir con respecto a las ofertas mejor puntuadas. El rendimiento es bueno al conseguir los efectos deseados con una unidad.	20
	21	SU.PC.SANI.01.10.04.300001	B38443	EQ INTRODUCTOR INTUBACIONES DIFICILES - GC	Con tipo de conexión RAPI FIT y LUER Lock. Calibre de 14f y al menos 70 cm de longitud. Que incluya un mínimo de dos conectores		574	10 %	68,254545	75,080000	COOK ESPAÑA S. L.		Ref.: C-CAE-14.0-70-FII CIP.100083270414	Oferta buena. Presenta facilidad de utilización y seguridad de uso y resultado debido a la adecuada rigidez que presenta, el traer guía y tener el extremo distal curvo. En cuanto a la eficacia, debido a lo anteriormente expuesto, favorece la intubación difícil. En relación al rendimiento, es bueno por conseguir los resultados deseados con una unidad.	20
	21	SU.PC.SANI.01.10.04.300001	B38443	EQ INTRODUCTOR INTUBACIONES DIFICILES - GC	Con tipo de conexión RAPI FIT y LUER Lock. Calibre de 14f y al menos 70 cm de longitud. Que incluya un mínimo de dos conectores		574	10 %	68,254545	75,080000	TELEFLEX MEDICAL, S. A. U.		Ref: 503100-000060 CIP.100007551274	Oferta apta. Presenta menos facilidad de utilización y seguridad de uso y resultado debido a que no aporta guía y el extremo distal no es curvo. En cuanto a la eficacia, debido a lo anteriormente expuesto, no facilita la intubación difícil.	0

Código:

6hWMS854PFIRMAQhb3FRlb3ZZBjzPN

Fecha

01/02/2023

Firmado Por

MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO

Uri De Verificación

<https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/>

Página

12/13



