ANEXO I AL PPT

Agrupacion	Lote	Clasificación Universal	Nombre	Caracteristicas	CIP
1	1	SU.PC.SANI.04.18.20.000002	L. I.O CAMARA POSTERIOR PLEGABLE ACRILICA	Lente intraocular de cámara posterior monofocal monobloque - Asférica acrílica hidrófoba – precargada e inyectable. (Incisiones menores o iguales a 2 mm) Material acrilica hidrofoba con filtro U.V y sin filtro de bloqueo de luz azul. Longitud de la optica 6 mm Rango potencias dióptricas minimo +6d a +30d con incrementos de 0,5d. Longitud total de la lente mas patilla 11 - 13 mm . Cara posterior asférica, asfericidad negativa o neutra. Óptica biconvexa con borde cuadrado, menor o igual de 360 . Tipo de sujección: Hápticos en forma de C o 4 puntos de soporte. Forma: biconvexa ,aprox. Indice de refraccion ≤1.50. ABBE ≥ 50. .Medidas aproximadas.	SI
1	2	SU.PC.SANI.04.18.20.000002	L. I.O CAMARA POSTERIOR PLEGABLE ACRILICA	Lente de cámara posterior hidrofóbica.Lente intraocular de 3 piezas acrílica con filtro UV. Plegable o inyectable,compatible con microincisiones ≤ de 2,4 mm. Tipo óptica: Biconvexa ,con diseño de borde cuadrado. Tamaño de óptica ≥ 6 mm en todo su rango dióptrico. Longitud total ≥13 mm, sin orificios de manipulación. Hápticos en forma de C, de PMMA monofilamento y angulados 5º.aprox. Rango dióptrico de -5 a +30. Se suministrará con inyector y cartuchos desechables para la inyección de cada lente. Medidas aprox.	SI
2	3	SU.PC.SANI.04.18.20.000002	L. I.O CAMARA POSTERIOR PLEGABLE ACRILICA	Lente intraocular de cámara posterior, acrílica hidrófoba plegable y precargada. Cara posterior asférica. Asfericidad negativas o neutra. Tipo de sujección: Hápticos en C . Monobloque. Longitud de la lente 6 mm. Longitud total de la lente mas patilla 13 mm. Nivel minimo corrección dioptrias: +6 a +30D . Forma: biconvexa. Indice de refracción ≤ 1.50 ABBE ≥ 50. Filtro UV + FIltro luz azul . Cargada y lista para usar .No necesita Inyector	SI

				Inyectable de una sola maniobra por microinicisión de 2.0 mm Material acrílico hidrófobo	
2	4	SU.PC.SANI.04.18.25.000001	L. I.O MONOFOCAL TÓRICA-	Lente intraocular monofocal tórica, acrílica,precargada. Asférica con asfericidad neutra .Rango de potencias de +1 a +30. De +10 a +30 en incrementos de 0.5D .Rango de cilindros de +3 a +6 .Diámetro de la óptica: 6mm. Longitud total: 13mm. Índice de refracción: ≤ 1.50 .Número ABBE: ≥ 55 Biconvexa, hápticos en C. Borde cuadrado .Filtro ultravioleta . Medidas aproximadas. Microincisión (Incisiones menores o iguales a 2 mm) Estabilidad rotacional: rotacion media de la LIO expresado en grados ≤ 5 a 1año.	SI
	5	SU.PC.SANI.04.18.00.001000	L. I.O CAMARA ANTERIOR RIGIDA PMMA	Lente de polimetilmetacrilato y compuesto absorbente de los rayos ultravioleta, Lente intraocular de cámara anterior, rígida. Tipo de sujección: de 4 puntos o con asas en S. Forma: biconvexa,equiconvexa u planoconvexa. Filtro ultravioleta. PMMA. Angulada . Grado de angulación entre 0,5 y 3,7 .Longitud de la lente 5,5 - 6 mm. Longitud total de la lente mas patilla,aprox.13 mm Rango potencias dióptricas, Minimo +5 A +30 Medidas Aproximadas.	SI
	6	SU.PC.SANI.04.18.00.000000	L. I.O CAMARA ANTERIOR RIGIDA PMMA DE FIJACIÓN IRIDIANA	Implante destinado a sustituir el cristalino humano ,indicada para la corrección quirúrgica del ojo afáquico . Material , pmma con filtro uv . Constante 115.0 . Longitud de la lente 5,4 mm. Longitud total de la lente mas patilla 8,5 mm . Rango potencias dióptricas +2.0 a +30.0 con incrementos de 0.5 d. Medidas aproximadas.	SI
	7	SU.PC.SANI.04.18.25.000001	L. I.O MONOFOCAL TÓRICA	El implante indicado para la corrección de ojos afáquicos en los que no haya soporte/saco capsular, diseñadas para implantarse en el sulcus sin saco capsular mediante el anclaje de piezas en el lecho de un bolsillo escleral, cubiertas por solapas esclerales ,dimensiones mínimas aproximadas de 3,5 mm x 3,5 mm. Descripción ,Lente de fijación escleral sin sutura, con óptica monofocal . Diámetro total entre 13- 14 mm aprox.; Diámetro zona óptica de > 6 mm; ; Angulación háptica 10º; ; Índice de refracción 1,461 ; Rango de Dioptrías desde -5.00D hasta +35.00D en pasos de 0,5D; Sistema de inyección de 2.2 o 2.7 mm .Medidas aproximadas. Material , lentes intraoculares hidrofílicas, Acrílicas plegables con filtro ultravioleta	SI

	8	SU.PC.SANI.04.18.10.000000	L. I.O CAMARA POSTERIOR RIGIDA PMMA	Lente intraocular de cámara posterior, rígida. Tipo de sujección: Asas en forma de C Monobloque. Nivel corrección dioptrias: +10 a +30D . Forma: "" biconvexa, concavoconvexa, planoconvexa o menisco"". Borde recto. Lente PMMA con óptica de 5- 7mm y longitud total de la lente mas patilla 11,5 a 14 mm. Hápticos en C, con orificios para suturar a sulcus y monobloque . Filtro U.V Grado de angulación 5 aprox. .Rango potencias dióptricas de +10 a +13 (increm 1d) y de +14 a +30d en incrementos de 0,5d Medidas aproximadas.	SI
	9	SU.PC.SANI.04.18.20.100002	L. I.O PSEUDOFÁQUICAS SUPLEMENTARIAS	Lente Suplementaria Pseudofáquica intraocular Monofocal Hidrofilica .Diseñada para implantación en el Sulcus Ciliar Monobloque o de varias piezas. Tamaño de óptica entre 5-6 mm .Tamaño lente entre 12 mm y 13 mm. Tipo óptica:Asférica Biconvexa. Material: Acrílico e Hidrofílico. Borde cuadrado , 4 hápticos de diseño redondeado Rango dióptrico mínimo de -10 a +10, incremento de 025 D Compatible con incisiones 2.2 mm .Inyectable. Medidas aproximadas.	SI
	10	SU.PC.SANI.04.18.30.000000	ANILLO CAPSULAR	Anillo de tensión capsular inyectable. Precargado en inyector desechable, para recolocación de una zónula suelta o desinsertada.Material PMMA . Disponibilidad en más de un diámetro para ajustarse a los distintos tamaños de ojo. Modelo inyectable por incisión de 1,5 mm aprox.y permite una implantación controlada. Monobloque. Precargado inyectable . Envase unitario estéril con etiquetado	SI
	11	SU.PC.SANI.04.18.30.000007	ANILLO CAPSULAR C/ SIST. FIJACIÓN	Complemento en la cirugía correctora con LIO . Adecuado para fijación escleral . Anillo de Cionni . Dispositivo en forma anular fabricado por proceso de compresión o torneado. Con dos pestañas u ojales de fijación. Material PMMA. Extension del saco capsular en caso de desinserciones Diámetro 11 mm . aprox.Se pueden utilizar en grandes desinserciones por su posibilidad de fijacion a la esclera. Envase unitario estéril con etiquetado	SI
	12	SU.PC.SANI.04.18.40.100002	VALVULA GLAUCOMA SIMPLE C/ RESTRICCION DE FLUJO	Sistema de drenaje valvulado con restricción de flujo para el humor acuoso en caso de Glaucoma. Valvula de silicona, mebrana elastica. Sistema valvular no obstruuctivo para prevenir el exceso de drenaje. Proceso para implantar en un solo paso en el colapso de la cámara. Plato de silicona ,tubo drenaje silicona. Agujeros para filtración acuosa. Espesor: 0.9 mm Forma del plato irregular ,tamaño adulto. Diametro del plato 13mm, longuitud del plato 16 mm ,longuitud de la canula 25mm . Medidas aprox. Esteril. Fabricado con silicona de grado médico .	SI
	13	SU.PC.SANI.04.18.40.200001	IMPLANTES NO VALVULADOS	Implante no reabsorbible, cuya finalidad es proporcionar un espacio intraescleral permanente fijo que facilite el drenaje del humor acuoso., diseñado especificamente para esclerotomia profunda no perforante. Medidas aproximadas 3,00mm X 1,40mm X 2,85mm Material:Hidroxietil Metacrilato . Esteril.	SI

	14	SU.PC.SANI.04.18.40.200001	IMPLANTES NO VALVULADOS	Implante no reabsorbible con diseño de doble plato que potencia dos vías de drenaje: Trabecular (intraescleral y supraciliar) y uveoescleral. No precisa sistema de sutura. diseñado especificamente para la esclerotomia profunda no perforante. Medidas Orificios 5,50mm X 1,30mm X 2, 20mm.Grosor 0,2 mm, medidas aproximadas .Dos orificios de sutura para fijarlo a la esclera ,dos vías diferenciadas de drenaje, insertando un plato en el bolsillo supracoroideo y el otro plato se coloca sobre el lecho escleral. Fabricado a partir de material HEMA, un polímero no iónico.Esteril Material biocompatible, no tóxico. Elevada estabilidad .Material hidrogel (25% de agua). Alta resistencia tensora	SI
	15	SU.PC.SANI.04.18.40.200001	IMPLANTES NO VALVULADOS	Sistema de drenaje no valvulado con plato fabricado íntegramente con silicona de grado médico implantable. Para glaucoma primario o secundario tras fracaso de la cirugía de filtración. Con microtubo. Implante no valvulado, con forma de T, destinado a crear un espacio intraescleral permanente que mejora la evacuación del humor acuoso. Material Silicona de grado medico Este dispositivo tiene una longitud de 44,9 mm, un ancho de 23 mm y un área superficial de placa extraocular de 342,1 mm2. Medidas aproximadas. El micro-tubo permite una implantación menos traumática, más seguridad intraocular con menos peligro de erosión conjuntival tardía.Envase unitario estéril.	SI
	16	SU.PC.SANI.04.18.40.200002	IMPLANTE DE FILTRACIÓN PARA GLAUCOMA	El Dispositivo de Filtración para Glaucoma ,precargado en un inyector desechable El dispositivo de Filtración que consta de varios elementos estructurales principales: - Una cánula para drenar el humor acuoso desde la cámara anterior al espacio subescleral. - Una placa frontal para impedir la intrusión excesiva. - Un espolón para evitar la extrusión del implante desde el ojo. - Orificios de reserva en el extremo distal, que constituyen un conducto alternativo para el drenaje del humor acuoso en caso de oclusión de la abertura primaria (axial) de la cánula por el iris. Consiste en un tubo de 2-3 mm de longitud y 0,4 mm de diámetro, que conecta la cámara anterior con el espacio subescleral.Medidas aproximadas. Acero Inoxidable Implantable Lumen Interno 200 µm (micrómetros).	SI
	17	SU.PC.SANI.04.18.40.200002	IMPLANTE DE FILTRACIÓN PARA GLAUCOMA	La endoprótesis está indicada para crear un canal a través de la esclerótica que permita el flujo del humor acuoso desde la cámara anterior hacia el espacio subconjuntival, para reducir la presión intraocular (PIO).La endoprótesis de gel está compuesta de una gelatina derivada de la dermis porcina, mezclada con glutaraldehído. Medidas aproximadas 45,6 mm x 45 micrometros x 150 micrometros Lumen Interno 45 µm . Abordaje AB-Interno Esterilizado . Via de colocación, mediante inyector	SI
	18	SU.PC.SANI.04.18.40.200002	IMPLANTE DE FILTRACIÓN PARA GLAUCOMA	El Dispositivo de Filtración para Glaucoma ,precargado en un inyector desechable El dispositivo de Filtración que consta de varios elementos estructurales principales: - Una cánula para drenar el humor acuoso desde la cámara anterior al espacio subescleral. - Una placa frontal para impedir la intrusión excesiva.	SI

				- Un espolón para evitar la extrusión del implante desde el ojo. - Orificios de reserva en el extremo distal, que constituyen un conducto alternativo para el drenaje del humor acuoso en caso de oclusión de la abertura primaria (axial) de la cánula por el iris. Consiste en un tubo de 2-3 mm de longitud y 0,4 mm de diámetro, que conecta la cámara anterior con el espacio subescleral.Medidas aproximadas. Acero Inoxidable Implantable Lumen Interno 50 µm .	
	19	SU.PC.SANI.04.18.40.200002	IMPLANTE DE FILTRACIÓN PARA GLAUCOMA	Dispositivo de drenaje para glaucoma implantable fabricado con un polímero de SIBS [poli(estireno-bloque-isobutileno-bloque-estireno)] extremadamente flexible equipado con un tubo de 350 micras de diámetro externo y un lumen de 70 micras. El dispositivo tiene aletas triangulares que impiden el desplazamiento del tubo dentro de la cámara anterior. Tiene una longitud total de 8,5 mm. Medidas aproximadas.	SI
	20	SU.PC.SANI.04.18.40.200002	IMPLANTE DE FILTRACIÓN PARA GLAUCOMA DE	Dispositivo diseñado para reducir la presión intraocular de manera segura y eficaz en pacientes diagnosticados con glaucoma primario de ángulo abierto, glaucoma pseudoexfoliativo o glaucoma pigmentario. Permite implantar dos (2) stents en un solo paso a través de una única incisión. Dispositivo que permite abrir, por medio del stent, un conducto a través de la malla trabecular que facilita el flujo saliente y la posterior reducción de la presión intraocular. Dispositivo inyector de dos protesis trabeculares de titanio. El sistema contiene dos stents intraoculares fabricados con titanio y recubiertos de heparina. El stent está diseñado en una sola pieza. Material ,Titanio no ferromagnético recubierto de heparina. El implante no biodegradable. Esterilizado . Lumen interno 80 micras.	SI
	21	SU.PC.SANI.04.18.50.000003	PROTESIS INTRAOCULAR: ESFERICA PARA ENUCLEACION	Implante esfera orbital, indicado en la reconstrucción orbital tras la enucleación o evisceración . Implante esférico poroso que permite una rapida vascularización del tejido debido a su estructura de poros abiertos interconectados. Material ,polietileno poroso de alta densidad ,esferico varios diametros y volumenes.	SI
	22	SU.PC.SANI.04.18.50.000005	PROTESIS INTRAOCULAR: CONFORMADOR OCULAR	El CONFORMADOR PERFORADO es transparente, dispone de dos agujeros en su parte central, son piezas muy resistentes con un acabado superficial apto para el uso a nivel ocular. Son implantes acrilicos y cóncavos con unos agujeros, para la eliminación de secreciones o la instilación de gotas. Al ser de material transparente, permite el control visual de la conjuntiva. Tienen una curvatura similar a la de la órbita. MATERIAL acrilico .Varios diametros alturas y anchuras .Forma ovalada. Esteril.	SI
	23	SU.PC.SANI.04.18.50.000005	PROTESIS INTRAOCULAR: CONFORMADOR OCULAR	El conformador preserva el fondo de saco después de la enucleación o evisceración. Descripción : Prótesis temporal. Puede presentar diferentes morfologías: sin agujeros, con agujeros, para la eliminación de secreciones o la instilación de gotas, y en forma de anillo. Al ser de material transparente, permite el control visual de la conjuntiva. MATERIAL silicona ,pmma,acrilico etc. Varios diametros ,anchuras y alturas .Forma ovalada.Esteril.	SI

	24	SU.PC.SANI.04.18.50.000007	ANILLO DE SIMBLEFARON	Dispositivo diseñado para prevenir la retracción del saco conjuntival sin tocar cornea, traslucido. Ei anillo es un dispositivo médico diseñado con una geometría específicamente adaptada al globo ocular. Se utiliza para evitar la adhesión total o parcial entre la cara interna del párpado y el globo ocular, así como para el mantenimiento del fondo de saco conjuntival. Distintos materiales y medidas. Forma de anillo.	SI
	25	SU.PC.SANI.04.18.60.000000	PROTESIS PALPEBRAL	Implantes palpebrales están diseñados para la corrección del lagoftalmos, varios perfiles, bajo perfil 0,6 mm y hasta un peso de 1,6-1,8 gr ,mayor de este peso perfil grueso.. Debido a su diseño esférico y fino, los implantes se adaptan a la curvatura del globo ocular para conseguir un mejor resultado estético. Bordes redondeados para evitar la extrusión del implante a largo plazo. Orificios de sutura con canales de fijación. Material ,Oro. Pureza del 99,9% (Oro). Estéril.	SI
	26	SU.PC.SANI.04.18.70.100003 lo gasta ANDUJAR	EQ. INTUBACION NASOLACRIMAL CON STENT	Para insercion de Stent o dilatación del conducto nasolacrimal de forma monocanalicular Descripción , Sondas metálicas con punta en forma de bola y tutor de silicona. Material ,Hilo de prolene y silicona . Stent de poliuretano o silicona y acero inoxidable de grado médico. Medidas variables. El equipo consta de:Introductor o dilatador. Catéter empujador. Guía metálica. Cánula de dacriocistografía.Stent.	SI
	27	SU.PC.SANI.04.18.70.200004	TAPON LACRIMAL PRECARGADO	Diseñados para cerrar el punto lacrimal en el tratamiento del ojo seco Tapón montado en dispositivo para su colocación posterior. Tapón meatico con aplicador sin perforar Tapon de silicona, compuesto de cuello, cuerpo y bulbo, bulbo redondo y suave Silicona grado medico, no precisa dilatación ,precargado ,esteril. Tamaño único .	SI
	28	SU.PC.SANI.04.18.80.100010	ESPONJA DE SILICONA RECTANGULAR ACANALADA	Implante en forma de barra rectangular con los bordes suavemente redondeados, con una acanaladura rectangular a todo lo largo de la superficie . Material, 100% de elastomero de silicona implantable.Longuitud 80 mm Diametro 7.5 mm medidas aproximadas. Forma rectangular .	SI
	29	SU.PC.SANI.04.18.80.200000	SILICONA SOLIDA EN BANDA	Banda de silicona sólida de grado médico que permite sujetar implante accesorio así como hacer un bucle permanente sin erosionar la esclera, en la cirugía del desprendimiento de retina. Banda de cerclaje de 2,5 mm ancho, 0.75 espesor y 125 mm de largo, medidas aproximadas. 100% de elastómero de silicona implantable. Esteril . Forma en banda.	SI
	30	SU.PC.SANI.04.18.80.200029	SILICONA SOLIDA EN CORDON	Implante en forma de cordón para cirugía de desprendimiento de retina. Silicona sólida en grado medico 2.5mm de diametro, 0,6 mm de grosor y 135 mm de longitud medidas aproximadas. Esteril. Material, 100% en elastómeros de silicona grado implantable Libre de látex. Medidas aproximadas.	SI

	31	SU.PC.SANI.04.18.80.200037	SILICONA SOLIDA EN MANGUITO	Implante en forma de manguito para cirugía de desprendimiento de retina. Silicona sólida en grado medico. Longitud de 30 mm, 2,4 mm de diámetro externo y 1,5 mm de diámetro interno.Medidas variables.Esteril. Materila, 100% de elastomero de silicona implantable.Forma manguito. Medidas aproximadas.	SI
	32	SU.PC.SANI.04.18.80.100013	ESPONJA DE SILICONA CILINDRICA	Para cerclaje escleral en cirugía de desprendimiento de retina. Descripción Implante de forma alargada y cilíndrica. Material Esponja de silicona blanda y elástica. 100% de elastomero de silicona implantable. Medidas ,80 mm x 5.0mm(diametro) ,forma cilindrica.Medidas aproximadas.	SI
	33	SU.PC.SANI.04.18.80.100019	ESPONJA DE SILICONA SEMICILINDRICA	Para el tratammiento quirúrgico de los desprendimientos de retina. Se pueden utilizar solos o en combinación y se recomiendan a menudo para procedimientos de indentación parcial o segmentada. Descripción Implante de forma alargada y semi-redonda. Material 100% de elastómero de silicona implantable. Medidas.80 mm x 4.0mm (diametro),forma semicilindrica.Medidas aproximadas.	SI
	34	SU.PC.SANI.04.18.80.100019	ESPONJA DE SILICONA SEMICILINDRICA	Para el tratammiento quirúrgico de los desprendimientos de retina. Se pueden utilizar solos o en combinación y se recomiendan a menudo para procedimientos de indentación parcial o segmentada. Descripción Implante de forma alargada y semi-redonda. Material 100% de elastómero de silicona implantable. Medidas ,80 mm x 5.0mm(diametro) ,forma semicilindrica.Medidas aproximadas.	SI