



INFORME TÉCNICO DE VALORACIÓN DE CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN NO AUTOMÁTICOS

RELATIVO AL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN CON NÚMERO SIGLO 621/2022. SUMINISTRO, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO DE MATERIAL GENÉRICO DE PUNCIÓN, AGUJAS Y CATÉTERES, DE USO ESPECIALIZADO, CON DISPONIBILIDAD DE USO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA LA UTILIZACIÓN DEL MATERIAL, PARA LOS CENTROS SANITARIOS DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ, PERTENECIENTES AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, Y CORRESPONDIENTE AL CATALOGO DE BIENES Y SERVICION DEL S. A. S., Subgrupo SU.PC.SANI.01.03.

	Índice	Página
	1. ANTECEDENTES	1
	2. EMPRESAS LICITADORAS ADMITIDAS	11
	3. OFERTAS RECIBIDAS POR AGRUPACIONES Y LOTES	12
	4. ANÁLISIS INICIAL DE LA DOCUMENTACIÓN, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES EXIGIDAS EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS	21
5.	5. VALORACIÓN DE LAS OFERTAS DE LAS LICITADORAS RECIBIDAS POR LA COMISIÓN TÉCNICA CONFORME A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN NO AUTOMÁTICOS.	23

1- ANTECEDENTES. -

SUMINISTRO, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO DE MATERIAL GENÉRICO DE PUNCIÓN, AGUJAS Y CATÉTERES, DE USO ESPECIALIZADO, CON DISPONIBILIDAD DE USO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA LA UTILIZACIÓN DEL MATERIAL, PARA LOS CENTROS SANITARIOS DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ, PERTENECIENTES AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, Y CORRESPONDIENTE AL CATALOGO DE BIENES Y SERVICIOS DEL S. A. S., Subgrupo SU.PC.SANI.01.03.

Número de expediente SIGLO 621/2022 : **(CCA: +6.C-MZBA3)**

Las Agrupaciones de lotes y lotes independientes de productos objeto de la licitación se encuentran en el ANEXO I del Pliego de Prescripciones Técnicas de éste expediente, modificada con la posterior Resolución de corrección de errores materiales de fecha 13/10/2022, que afectó a la Agrupación 1 – lote 4, lote 22 y lote 26. Las agrupaciones de lotes y lotes resultantes se reproducen a continuación.



EXPTTE DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 621/2022
ANEXO I PPT CON CORRECCIÓN DE ERRORES PUBLICADA:
LOTES 4, 22 Y 26

Agr.	Lotes	Clasificación	GC	Descripción GC	Características técnicas específicas adicionales	Requiere Cesión Equipo
1	1	SU.PC.SANI.01.03.05.000001	E72040	AGUJA ECOGENICA P/ BLOQUEO ANESTESICO /con linea-Diámetro: [22-22];Long. de la aguja:(80-130);	Debe aportar certificado de ecogeneidad	SI
1	2	SU.PC.SANI.01.03.05.000001	E72041	AGUJA ECOGENICA P/ BLOQUEO ANESTESICO /con linea-Diámetro: [22-22];Long. de la aguja:(35-50);	Debe aportar certificado de ecogeneidad	SI
1	3	SU.PC.SANI.01.03.05.000001	E72042	AGUJA ECOGENICA P/ BLOQUEO ANESTESICO /con linea-Diámetro: [22-22];Long. de la aguja:(50-80);	Debe aportar certificado de ecogeneidad	SI
1	4	SU.PC.SANI.01.03.05.000001	NIVEL ART	AGUJA ECOGENICA P/ BLOQUEO ANESTESICO /con linea-	Debe aportar certificado de ecogeneidad;Diámetro:[20-20];Long. de la aguja:(80-130);	SI
2	5	SU.PC.SANI.01.03.11.200012	F19667	EQ. CATETER CENTRAL TECNICA SELDINGER 1 LUZ/ LARGA DURACION Y ALTO FLUJO C/SIST. NAVEGACIÓN-Longitud:[40-80];Diámetro interno 1 luz:[18-18];Período de permanencia:6 a 12 meses;Diámetro externo del catéter:[4-4];		SI
2	6	SU.PC.SANI.01.03.11.200012	F19668	EQ. CATETER CENTRAL TECNICA SELDINGER 1 LUZ/ LARGA DURACION Y ALTO FLUJO C/SIST. NAVEGACIÓN-Longitud:[40-80];Diámetro interno 1 luz:[18-18];Período de permanencia:6 a 12 meses;Diámetro externo del catéter:[5-5];		SI
2	7	SU.PC.SANI.01.03.11.300027	F19669	EQ. CATETER CENTRAL TECNICA SELDINGER 2 LUZ/ LARGA DURACION Y ALTO FLUJO C/SIST. NAVEGACIÓN-Longitud:[40-80];Diámetro interno 2 luz:[18-18];Período de permanencia:6 a 12 meses;Diámetro externo del catéter:[5-5];		SI



EXPTE DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 621/2022
ANEXO I PPT CON CORRECCIÓN DE ERRORES PUBLICADA:
LOTES 4, 22 Y 26

Agr.	Lotes	Clasificación	GC	Descripción GC	Características técnicas específicas adicionales	Requiere Cesión Equipo
	8	SU.PC.SANI.01.03.01.100007	D48742	AGUJA ESPINAL PUNTA LAPIZ / corta-Longitud:[90-100];Diámetro : [25-25];	Punta tipo Whitacre	NO
	9	SU.PC.SANI.01.03.01.100007	D87623	AGUJA ESPINAL PUNTA LAPIZ / corta-Longitud:[90-100];Diámetro : [27-27];	Punta tipo Whitacre	NO
	10	SU.PC.SANI.01.03.02.100003	C29508	AGUJA BIOPSIA DETECTABLE ULTRASONIDO POR VACÍO-Longitud:[40-120];Diámetro :[10-10];	Se precisa compatibilidad con equipo SenoRx	NO
	11	SU.PC.SANI.01.03.02.300017	D46613	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO AUTOMÁTICO-Longitud:[160-200];Diámetro :[16-16];	Longitud aguja 160mm	NO
	12	SU.PC.SANI.01.03.02.300017	D46617	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO AUTOMÁTICO-Longitud:[160-200];Diámetro :[18-18];	Longitud aguja 160 mm	NO
	13	SU.PC.SANI.01.03.02.300017	F21729	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO AUTOMÁTICO-Longitud:[250-300];Diámetro :[18-18];	Longitud aguja 250 mm con dispositivo de seguridad	NO
	14	SU.PC.SANI.01.03.02.300017	B38297	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO AUTOMÁTICO-Longitud:[200-250];Diámetro :[18-18];	Longitud aguja 200 mm con dispositivo de seguridad	NO
	15	SU.PC.SANI.01.03.03.100000	F58289	AGUJA ASPIRACION MEDULA OSEA ESTERNAL O ILIACA LONGITUD VARIABLE-Longitud variable:5-30;Diámetro:[15-15];		NO
	16	SU.PC.SANI.01.03.03.100002	E31096	AGUJA ASPIRACION MEDULA OSEA ESTERNAL O ILÍACA-Diámetro:[15-15];Longitud de la aguja:40;		NO
	17	SU.PC.SANI.01.03.03.200001	F27773	EQ. COMPLETO DE BIOPSIA OSEA-Diámetro de la aguja de biopsia:[11-11];Longitud de la aguja: [50-70)	Se precisa compatibilidad con motor OnControl	NO
	18	SU.PC.SANI.01.03.04.200005	D98891	AGUJA PARA TERAPIA INTRAOSEA PARA PISTOLA-Diámetro de la aguja:[15-15];Longitud	Se precisa compatibilidad con pistola Ez-IO	NO



EXPTE DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 621/2022
ANEXO I PPT CON CORRECCIÓN DE ERRORES PUBLICADA:
LOTES 4, 22 Y 26

Agr.	Lotes	Clasificación	GC	Descripción GC	Características técnicas específicas adicionales	Requiere Cesión Equipo
				de la aguja:[16-25];	Vidacare	
	19	SU.PC.SANI.01.03.04.200005	E48250	AGUJA PARA TERAPIA INTRAOSEA PARA PISTOLA- Diámetro de la aguja:[15-15];Longitud de la aguja:[45-45];	Se precisa compatibilidad con pistola Ez-IO Vidacare	NO
	20	SU.PC.SANI.01.03.04.200005	B39912	AGUJA PARA TERAPIA INTRAOSEA PARA PISTOLA- Diámetro de la aguja:[15-15];Longitud de la aguja:[0-15];	Se precisa compatibilidad con pistola Ez-IO Vidacare	NO
	21	SU.PC.SANI.01.03.04.600001	F21381	EQ. DRENAJE DE LIQUIDO ASCÍTICO-Diámetro de aguja:[14-14];Capacidad reservorio:[8000-11000];Longitud de la aguja:[0-180];	Bolsa con grifo, drenaje por gravedad	NO
	22	SU.PC.SANI.01.03.11.100013	F77749	CATETER CENTRAL EPICUTANEO SIN GUIA / LARGA DURACION-Longitud:[30-60];Período de permanencia:3 a 6 meses;Diámetro interno 1ª luz:[28-28];Diámetro interno 2ª luz:[0-0];		NO
	23	SU.PC.SANI.01.03.11.200009	E96979	EQ. CATETER CENTRAL TECNICA SELDINGER 1 LUZ/ LARGA DURACION Y ALTO FLUJO-Longitud:[40-80];Diámetro interno 1 luz:[18-18];Diámetro interno 2 luz:[0-0];Diámetro interno 3 luz:[0-0];Diámetro interno 4 luz:[0-0];Diámetro interno 5 luz:[0-0];Período de permanencia:6 a 12 meses;Diámetro externo del catéter:[4-4];		NO
	24	SU.PC.SANI.01.03.11.300021	C44615	EQ. CATETER CENTRAL TECNICA SELDINGER 2 LUCES CON ANTISÉPTICO-Longitud:[10-40];Diámetro interno 1 luz:[14-14];Diámetro interno 2 luz:[18-18];Diámetro interno 3 luz:[0-0];Diámetro interno 4 luz:[0-0];Diámetro interno 5 luz:[0-0];Período de permanencia:< 1		NO



EXPTE DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 621/2022
ANEXO I PPT CON CORRECCIÓN DE ERRORES PUBLICADA:
LOTES 4, 22 Y 26

Agr.	Lotes	Clasificación	GC	Descripción GC	Características técnicas específicas adicionales	Requiere Cesión Equipo
				mes;Diámetro externo del catéter:[7-7];		
	25	SU.PC.SANI.01.03.11.300021	D48138	EQ. CATETER CENTRAL TECNICA SELDINGER 2 LUCES CON ANTISÉPTICO-Longitud:[10-40];Diámetro interno 1 luz:[14-14];Diámetro interno 2 luz:[14-14];Diámetro interno 3 luz:[0-0];Diámetro interno 4 luz:[0-0];Diámetro interno 5 luz:[0-0];Período de permanencia:< 1 mes;Diámetro externo del catéter:[8-8];		NO
	26	SU.PC.SANI.01.03.11.300000	E65470	CATETER CENTRAL EPICUTANEO CON GUIA / LARGA DURACION-Longitud:[0-30];Período de permanencia: 1 a 3 meses;Diámetro interno 1ª luz:[28-28];Diámetro interno 2ª luz:[0-0];		NO
	27	SU.PC.SANI.01.03.11.300021	D70545	EQ. CATETER CENTRAL TECNICA SELDINGER 2 LUCES CON ANTISÉPTICO-Longitud:[10-40];Diámetro interno 1 luz:[16-16];Diámetro interno 2 luz:[16-16];Diámetro interno 3 luz:[0-0];Diámetro interno 4 luz:[0-0];Diámetro interno 5 luz:[0-0];Período de permanencia:< 1 mes;Diámetro externo del catéter:[7-7];		NO
	28	SU.PC.SANI.01.03.11.300023	E65861	EQ. CATETER CENTRAL TECNICA SELDINGER 2 LUZ/ LARGA DURACION Y ALTO FLUJO-Longitud:[40-80];Diámetro interno 1 luz:[20-20];Diámetro interno 2 luz:[20-20];Diámetro interno 3 luz:[0-0];Diámetro interno 4 luz:[0-0];Diámetro interno 5 luz:[0-0];Período de permanencia:3 a 6 meses;Diámetro externo del catéter:[5-		NO



EXPTE DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 621/2022
ANEXO I PPT CON CORRECCIÓN DE ERRORES PUBLICADA:
LOTES 4, 22 Y 26

Agr.	Lotes	Clasificación	GC	Descripción GC	Características técnicas específicas adicionales	Requiere Cesión Equipo
				5];		
	29	SU.PC.SANI.01.03.11.300023	E73808	EQ. CATETER CENTRAL TECNICA SELDINGER 2 LUZ/ LARGA DURACION Y ALTO FLUJO-Longitud:[40-80];Diámetro interno 1 luz:[18-18];Diámetro interno 2 luz:[18-18];Diámetro interno 3 luz:[0-0];Diámetro interno 4 luz:[0-0];Diámetro interno 5 luz:[0-0];Período de permanencia:6 a 12 meses;Diámetro externo del catéter:[5-5];		NO
	30	SU.PC.SANI.01.03.11.300023	E89917	EQ. CATETER CENTRAL TECNICA SELDINGER 2 LUZ/ LARGA DURACION Y ALTO FLUJO-Longitud:[40-80];Diámetro interno 1 luz:[17-18];Diámetro interno 2 luz:[17-18];Diámetro interno 3 luz:[0-0];Diámetro interno 4 luz:[0-0];Diámetro interno 5 luz:[0-0];Período de permanencia:> 12 meses;Diámetro externo del catéter:[5-5];		NO
	31	SU.PC.SANI.01.03.11.400015	D44247	EQ. CATETER CENTRAL TECNICA SELDINGER 3 LUCES CON ANTISÉPTICO-Longitud:[10-40];Diámetro interno 1 luz:[18-18];Diámetro interno 2 luz:[18-18];Diámetro interno 3 luz:[16-16];Diámetro interno 4 luz:[0-0];Diámetro interno 5 luz:[0-0];Período de permanencia:< 1 mes;Diámetro externo del catéter:[7-7];		NO
	32	SU.PC.SANI.01.03.15.000010	F24661	EQ. CATETER ARTERIAL TECNICA SELDINGER-Longitud:[0-10];DIAMETRO EXT:[3-3];		NO
	33	SU.PC.SANI.01.03.15.000010	F24833	EQ. CATETER ARTERIAL TECNICA SELDINGER-Longitud:[0-10];DIAMETRO EXT:[4-4];		NO



EXPTE DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 621/2022
ANEXO I PPT CON CORRECCIÓN DE ERRORES PUBLICADA:
LOTES 4, 22 Y 26

Agr.	Lotes	Clasificación	GC	Descripción GC	Características técnicas específicas adicionales	Requiere Cesión Equipo
	34	SU.PC.SANI.01.03.16.100011	B57740	CATETER ARTERIA PULMONAR + PRESION AD + GASTO CARDIACO CONTINUO Y OXIMETRIA/ adultos-LONGITUD:[100-150];DIAMETRO :[7.5-7.5];	Se precisa compatibilidad con monitor Edwards Lifesciences	NO
	35	SU.PC.SANI.01.03.19.100005	D46864	EQ. CATETER BALON DE CONTRAPULSACION-DIAMETRO :[8-8];CAPACIDAD DEL BALON:[40-45];	Equipo asociado IAP-0400/IAP-0500	NO
	36	SU.PC.SANI.01.03.19.100005	D64390	EQ. CATETER BALON DE CONTRAPULSACION-DIAMETRO :[7-7];CAPACIDAD DEL BALON:[30-35];	Se precisa compatibilidad con equipo Datascope CS-300	NO
	37	SU.PC.SANI.01.03.19.100005	E00129	EQ. CATETER BALON DE CONTRAPULSACION-DIAMETRO :[7-7];CAPACIDAD DEL BALON:[40-45];	Se precisa compatibilidad con equipo Datascope CS-300	NO
	38	SU.PC.SANI.01.03.21.100001	B42065	CATETER ESTIMULACION BIPOLAR TEMPORAL/con balón-LONGITUD:[100-125];Diámetro:[5-5];	Con sistema de inflado de balón	NO

Al objeto de valorar los criterios no automáticos, la Mesa de Contratación nombra a los siguientes integrantes:

Belén Muñoz Bañón	Jefe de bloque de RRMM.- Hospital Punta Europa de Algeciras-AGSCG-O
Manuela Soriano Blanco	Coordinadora referente de RRMM. Hospital de La Línea - AGSCG-E
M.ª Paz Rodríguez Sánchez	Supervisora RRMM.- Complejo Hospitalario HPMAR-HSCARLOS
Mª Carmen Santos Millán	Coordinadora Provincial RRMM. .- Central de Compras Prov. Cádiz.

Requerida la Comisión Técnica para la valoración de los criterios no automáticos (Sobre 2) de las ofertas presentadas para el contrato referenciado, de acuerdo con los aspectos técnicos detallados en las mismas se procede a la emisión del presente **INFORME**, en función del análisis inicial de la documentación presentada por las empresas licitadoras y conforme a los criterios de adjudicación establecidos en el Anexo A al Cuadro Resumen 1, con el siguiente tenor literal:



2 NIVEL VALORACIÓN FUNCIONAL. Ponderación: de 0 a 40 puntos

En este criterio se valorará con un total de 40 puntos los siguientes parámetros técnicos funcionales, en relación a la mejora sobre los aspectos indicados para cada lote en el PPT. Cada uno de estos parámetros tendrá la siguiente ponderación:

2.1.- Facilidad de utilización: En este parámetro se valoran las condiciones del producto que hagan sencilla su utilización y la rapidez de programación: 15 puntos.

Escala de puntuación:

MUY ADECUADO: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas significativas respecto al parámetro objeto de valoración.
Igual o superior a 9 puntos y hasta 15 puntos.

ADECUADO: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta alguna ventaja respecto al parámetro objeto de valoración.
Igual o superior a 1 puntos e inferior a 9 puntos.

BÁSICO: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto al parámetro objeto de valoración.
0 Puntos.

2.2.- Seguridad: En este parámetro se valorará la ausencia de riesgo asociada a los productos en todas sus dimensiones (usuarios y profesionales): 15 puntos.

Escala de puntuación:

MUY ADECUADO: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas significativas respecto al parámetro objeto de valoración.
Igual o superior a 9 puntos y hasta 15 puntos.

ADECUADO: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta alguna ventaja respecto al parámetro objeto de valoración.
Igual o superior a 1 puntos e inferior a 9 puntos.

BÁSICO: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto al parámetro objeto de valoración.
0 Puntos.

2.3.- Envasado y Etiquetado: En este parámetro se valorará la fácil apertura en el momento del uso. Dónde aparezca nombre del artículo, fecha de caducidad, n.º de lote y referencia: 10 puntos.

Escala de puntuación:



MUY ADECUADO: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas significativas respecto al parámetro objeto de valoración.
Igual o superior a 6 puntos y hasta 10 puntos.

ADECUADO: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta alguna ventaja respecto al parámetro objeto de valoración.
Igual o superior a 1 puntos e inferior a 6 puntos.

BÁSICO: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto al parámetro objeto de valoración.
0 Puntos.

Umbral mínimo: 20 puntos. Si la puntuación obtenida por una oferta en los criterios de adjudicación no automáticos es inferior al umbral mínimo, dicha oferta no podrá continuar en el proceso selectivo de determinación de la oferta económicamente más ventajosa.

Si la oferta no cumple las características técnicas recogidas en el Cuadro Resumen, el PCAP o el PPT, quedará excluida de la licitación.



2. EMPRESAS LICITADORAS ADMITIDAS.

Las empresas licitadoras que reúnen los requisitos para contratar recibidas por la Comisión Técnica de la Mesa de Contratación para su evaluación así como el número de ofertas que presentan son las siguientes:

LICITADOR	N.º de REF. FABRICANTE
ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	4
AMEBIL, S.L.	2
AMEVISA, S.A.	1
B.BRAUN MEDICAL S.A.	6
BECTON DICKINSON, S.A.U.	12
BIOGEN DIAGNÓSTICA, S.L.	1
BIOTRONIK SPAIN S.A.	1
CARDIVA 2, S.L.	1
Edwards Lifesciences, S.L.	2
FARMADOSIS	2
GRIFOLS MOVACO S.A	2
IBERIAN CARE 2016 S.L.	6
Import and Export Medical and Endovascular Products SL (B38993903)	3
INTERSURGICAL	3
IZASA HOSPITAL, S.L.U.	5
Kluter Medical S.L.	1
LELEMAN	3
MBA INCORPORADO SL	6
MEDICINA ANALITICA CONSUMIBLES MAC, S.A.	6
MERIT MEDICAL	1
MERMAID MEDICAL IBERIA S.L	2
Presurgy S.L	2
TELEFLEX MEDICAL S.A.U.	14
UMBERT & JAKOBSEN SOLUTIONS S.L.	2
VYGON SAU	7
Total Resultado	95



3. OFERTAS RECIBIDAS POR AGRUPACIONES Y LOTES

El detalle de las ofertas presentadas por agrupación y lotes por los licitadores admitidos , según el contenido de la información presntada por los mismos, es el siguiente:

AG.	LOTE	LICITADOR	REF. FABRICANTE	DENOMINACIÓN COMERCIAL	CIP
1	1	B.BRAUN MEDICAL S.A.	4894162U	STIMUPLEX D PLUS BISEL 15° G22 0,7X120MM	100088359811
		MBA INCORPORADO SL	BN22090	AKUS	100113614924
	2	B.BRAUN MEDICAL S.A.	4892505-01	STIMUPLEX ULTRA 360 30° 22GX50MM-EU	100100572583
		MBA INCORPORADO SL	BN22050	AKUS	100113614722
	3	B.BRAUN MEDICAL S.A.	4892508-01	STIMUPLEX ULTRA 360 30° 22Gx80MM-EU	100100583291
		MBA INCORPORADO SL	BN22070	AKUS	100113614823
	4	B.BRAUN MEDICAL S.A.	4892510-01	STIMUPLEX ULTRA 360 30° 20GX100MM-EU	100100572785
		MBA INCORPORADO SL	BN21090	AKUS	100113614520
2	5	BECTON DICKINSON, S.A.U.	2174108	4FR SL POWERPICC 3CG FULL TRAY	100103571879
	6	BECTON DICKINSON, S.A.U.	2175108	5FR SL POWERPICC 3CG FULL TRAY	100103945957
	7	BECTON DICKINSON, S.A.U.	2275108	5FR DL POWERPICC 3CG FULL TRAY	100112822621
(vacío)	8	AMEBIL, S.L.	TSPPK2590	Aguja espinal pta lapiz corta long. 90-100 diám. 25-25	100156437171
		B.BRAUN MEDICAL S.A.	4502043-13	PENCAN C/INTRODUCTOR(0.5X88MM) 25GX3 1/2	100000120224
		BECTON DICKINSON, S.A.U.	402050	WHITACRE 25GA 3-1/2IN	100000084654
		FARMADOSIS	02.6212590100E	Aguja raquianestesia 25Gx90mm punta lápiz con guía	100156328473
		GRIFOLS MOVACO S.A	511151-29A	AGUJA SPROTTE 25GX90mm C/INTR.C/MAG.C/25	100000157590
		IBERIAN CARE 2016 S.L.	TSPPK2590	AGUJA ESPINAL PUNTA DE LÁPIZ 25G 90 MM	100154727108
		MBA INCORPORADO SL	SW25092-21	AKUS	100113612904



AG.	LOTE	LICITADOR	REF. FABRICANTE	DENOMINACIÓN COMERCIAL	CIP
		VYGON SAU	181052	AGUJA ESPINAL PUNTA LAPIZ/corta-longitud: [90-100];Diámetro:[25-25]	100028724242
9		AMEBIL, S.L.	TSPPK2790	Aguja espinal pta lapiz corta long. 90-100 diám. 27-27	100156421312
		B.BRAUN MEDICAL S.A.	4502051-13	PENCAN C/INTRODUCTOR(0.4X88MM) 27GX3 1/2	100000120022
		BECTON DICKINSON, S.A.U.	402051	WHITACRE 27GA 3-1/2IN	100000069208
		FARMADOSIS	02.6212790100E	Aguja raquianestesia 27Gx90mm punta lápiz con guía	100156328574
		GRIFOLS MOVACO S.A	121151-27A	AGUJA SPROTTE 27Gx90mm MAGNIF.E INT.C/25	100000157994
		IBERIAN CARE 2016 S.L.	TSPPK2790	AGUJA ESPINAL PUNTA DE LÁPIZ 27G 90 MM	100154727300
		MBA INCORPORADO SL	SW27092-21	AKUS	100113613116
		VYGON SAU	181042	AGUJA ESPINAL PUNTA LAPIZ/corta-longitud: [90-100];Diámetro:[27-27]	100028724141
10		BECTON DICKINSON, S.A.U.	ECP0110GV	ENCOR BIOPSY PROBE-10 G Vert	100024861929
11		BECTON DICKINSON, S.A.U.	MC1616	MAXCORE 16G X 16CM X 22MM	100000070118
		IBERIAN CARE 2016 S.L.	ABN-1616C	AGUJA DE BIOPSIA AUTOMÁTICA CON DISP COAXIAL 16G 160MM	100155896409
		IZASA HOSPITAL, S.L.U.	MU16160-00	Klinik Health - Ag.B Aut MedOne Ultra BS 16Gx160mm	100144230977
		MEDICINA ANALITICA CONSUMIBLES MAC, S.A.	ML-ABG-2020-16-0200	DISPOSITIVO AUTOMATICO BIOPSIA	100115513603
		MERMAID MEDICAL IBERIA S.L	ABN-1616	Curaway Medical	100155285933
12		BECTON DICKINSON, S.A.U.	MC1816	MAXCORE 18G X 16CM X 22MM	100000069905
		IBERIAN CARE 2016 S.L.	ABN-1816C	AGUJA DE BIOPSIA AUTOMÁTICA CON DISP COAXIAL 18G 160MM	100155896308
		Import and Export Medical and Endovascular Products SL (B38993903)	763118160X	Biopsia automatica Tru Core II 18Gx160mm	100156285732



AG.	LOTE	LICITADOR	REF. FABRICANTE	DENOMINACIÓN COMERCIAL	CIP
		IZASA HOSPITAL, S.L.U.	MU18160-00	Klinik Health - Ag.B Aut MedOne Ultra BS 18Gx160mm	100144231189
		MEDICINA ANALITICA CONSUMIBLES MAC, S.A.	ML-ABG2020180200	DISPOSITIVO AUTOMATICO BIOPSIA	100120534024
		MERMAID MEDICAL IBERIA S.L	ABN-1816	Curaway Medical	100155295732
13		BECTON DICKINSON, S.A.U.	MC1825	MAXCORE 18G X 25CM X 22MM	100006668153
		IZASA HOSPITAL, S.L.U.	MU18250-00	Klinik Health - Ag.B Aut MedOne Ultra BS 18Gx250mm	100144231381
		LELEMAN	PRM-182502 TSK	PRIMECUT	100127145496
		MEDICINA ANALITICA CONSUMIBLES MAC, S.A.	ML-ABG-2040-18-0250	DISPOSITIVO AUTOMATICO BIOPSIA	100111813831
		Presurgy S.L	PAG1825	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO AUTOMÁTICO PAG	100130366138
14		BECTON DICKINSON, S.A.U.	MC1820	MAXCORE 18G X 20CM X 22MM	100000070017
		IBERIAN CARE 2016 S.L.	ABN-1820C	AGUJA DE BIOPSIA AUTOMÁTICA CON DISP COAXIAL 18G 200MM	100156187348
		Import and Export Medical and Endovascular Products SL (B38993903)	360208002	Pistola Biopsia Biopince 18Gx 20cm	100156275731
		IZASA HOSPITAL, S.L.U.	MU18200-00	Klinik Health - Ag.B Aut MedOne Ultra BS 18Gx200mm	100144231280
		LELEMAN	PRM-182002 TSK	PRIMECUT	100134892842
		MEDICINA ANALITICA CONSUMIBLES MAC, S.A.	ML-ABG-2040-18-0200	DISPOSITIVO AUTOMATICO BIOPSIA	100111798273
		Presurgy S.L	PAG1820	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO AUTOMÁTICO PAG	100100456218
15		AMEVISA, S.A.	PS15030	A. ASPIRACION MEDULA OSEA 15G	100154018541



AG.	LOTE	LICITADOR	REF. FABRICANTE	DENOMINACIÓN COMERCIAL	CIP
		Import and Export Medical and Endovascular Products SL (B38993903)	DBMNI1504	Aguja de Aspiración de medula osea 15Gx10.2cm	100120495323
		IZASA HOSPITAL, S.L.U.	PS15020-10	Klinik Health - Ag.B Perfect Asp M.Ósea C/A BS 15Gx20mm	100136523625
		MEDICINA ANALITICA CONSUMIBLES MAC, S.A.	ML-BOW-1070-15-0068	SISTEMA BIOPSIA PARA MEDULA OSEA	100156475751
		UMBERT & JAKOBSEN SOLUTIONS S.L.	VVI1530/70	MYELO SLIM	NO APORTA
16		IBERIAN CARE 2016 S.L.	SC1540	AGUJA DE ASPIRACION MEDULA ÓSEA ESTERNAL /ILÍACA 15G 40 MM	100156187449
		LELEMAN	RN1540 BIOPSYBELL	STERNOBELL	100006147191
		MEDICINA ANALITICA CONSUMIBLES MAC, S.A.	ML-BOW-1070-15-0041	SISTEMA BIOPSIA PARA MEDULA OSEA	100156476064
		UMBERT & JAKOBSEN SOLUTIONS S.L.	VVIL1510/50	ERGO	NO APORTA
17		TELEFLEX MEDICAL S.A.U.	9466-EU-001	ONCONTROL BNDJACOAX(11/13GX60/105MM)	100099063237
18		TELEFLEX MEDICAL S.A.U.	9001P-EU-005	EZ-IO 5 AGUJAS 25MM 15G+EZ-STABILIZER	100099581663
19		TELEFLEX MEDICAL S.A.U.	9079P-EU-005	EZ-IO 5 AGUJAS 45MM 15G+EZ-STABILIZER	100099581865
20		TELEFLEX MEDICAL S.A.U.	9018P-EU-005	EZ-IO 5 AGUJAS 15MM 15G+EZ-STABILIZER	100099581764
21		INTERSURGICAL	8ADMX011S	ADM	100145828311
22		VYGON SAU	218400	CATETER CENTRAL EPICUTANEO SIN GUIA/LARGA DURACION-Longitud:[30-60)	100000053247
23		BECTON DICKINSON, S.A.U.	6174118	POWERPICC 4FR SL	100103581274
		TELEFLEX MEDICAL S.A.U.	EU-25041-HP	PICC 1 VIA 4FR 50CM SET BASICO	100100453581
24		TELEFLEX MEDICAL S.A.U.	CV-27702-E	CVC 2/V (14G,18G) 7F/20CM AGB R	100006685327



AG.	LOTE	LICITADOR	REF. FABRICANTE	DENOMINACIÓN COMERCIAL	CIP
	25	TELEFLEX MEDICAL S.A.U.	CS-25802-E	SET C.V.C. 8F/20 CM. 2V AGB	100006684610
	26	VYGON SAU	1261203	CATETER CENTRAL EPICUTANEO CON GUIA/LARGA DURACION-Longitud:[0-30)	100006598247
	27	TELEFLEX MEDICAL S.A.U.	CV-26702-E	CVC 2/V (2x16G) 7F/20CM AGB R	100006956667
	29	TELEFLEX MEDICAL S.A.U.	EU-25052-HP	PICC 2 VIAS 5FR 50CM SET BASICO	100100454894
	30	CARDIVA 2, S.L.	45-672	CATÉTER VENOSOS CENTRAL XCELA PICC	100093683697
	31	TELEFLEX MEDICAL S.A.U.	CS-25703-E	SET C.V.C.7F/20 CM. 3V J.RAUL. AGB	100000060814
	32	INTERSURGICAL	HP2022	BIOMETRIX	100098002220
		MERIT MEDICAL	681646	Catheters.Careflow™.3F.60 mm.0.5 mm x 250 mm	884450321591
		TELEFLEX MEDICAL S.A.U.	SAC-00820-PBX	Conjunto cat. arterial 20 GA X 8CM	100127438657
		VYGON SAU	115090	EQ.CATETER ARTERIAL TECNICA SELDINGER- Longitud:[0-10];Diametro ext:[3-3]	100000061925
	33	INTERSURGICAL	HP1822	BIOMETRIX	100118162459
		TELEFLEX MEDICAL S.A.U.	SAC-00818-PBX	Conjunto cat. arterial 18 GA X 8CM	100127454619
		VYGON SAU	115118	EQ.CATETER ARTERIAL TECNICA SELDINGER- Longitud:[0-10];Diametro ext:[4-4]	100021604839
	34	Edwards Lifesciences, S.L.	774F75	EDWARDS CATETER SWAN-GANZ	100100031428
	35	TELEFLEX MEDICAL S.A.U.	IAB-05840-U	CATÉTER ULTRAFLEX 8F C/BALÓN DE 40CC	100000147498
	36	TELEFLEX MEDICAL S.A.U.	IAB-S730C	CATÉTER REDIGUARD 7.5F C/BALÓN DE 30CC	100000079603
	38	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	401761	PACEL	100144877103
			401762	PACEL	100003727358
			401763	PACEL	100144867203
			401764	PACEL	100105058798
		BECTON DICKINSON, S.A.U.	006173P	WOVEN BIP BALLON 1CM 5F 110CM	100001281140



AG.	LOTE	LICITADOR	REF. FABRICANTE	DENOMINACIÓN COMERCIAL	CIP
		BIOGEN DIAGNÓSTICA, S.L.	BP2502-10	BIPOLAR Pacing Catheter	100156116230
		BIOTRONIK SPAIN S.A.	445696	5F Bipolar pacing Catheter with Balloon BP2502-10	100154775789
		Edwards Lifesciences, S.L.	D97120F5	EDWARDS CATETER ESTIMULACION BIPOLAR SWAN-GANZ	100006040010
		Kluter Medical S.L.	ESB2	Hagmed	100086950889
		VYGON SAU	114405	CATETER ESTIMULACION BIPOLAR TEMPORAL/con balón-LONGITUD:[100- 125];Diametro:[5-5]	100006569951

Analizadas las ofertas anteriores se comprueba que NO se presentan ofertas a los lotes siguientes:

LOTES SIN OFERTAS PRESENTADAS: 28 , 37



4. ANÁLISIS INICIAL DE LA DOCUMENTACIÓN, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES EXIGIDAS EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.

3.1.- Análisis de fichas técnicas ofertadas en relación al cumplimiento de las características técnicas exigidas en el PPT.

El PPT establece que dado que los productos objeto de licitación corresponden a Códigos del Catálogo de Bienes y Servicios del Servicio Andaluz de Salud para cuya adquisición se ha declarado la obligatoriedad de uso del "Código de Identificación del Producto" (CIP), para poder participar en el presente procedimiento es imprescindible disponer de éste, con anterioridad a la fecha de finalización del plazo de presentación de ofertas.

El CIP identifica de manera unívoca al producto con el Código del Catálogo del S.A.S. y el Genérico de Centro al que ha quedado adscrito, y que emite el Banco de Bienes y Servicios del Servicio Andaluz de Salud de forma automática, y sin previa evaluación, una vez que la empresa ha completado el procedimiento de inscripción previsto en la Resolución de 3 de noviembre de 2010 (BOJA nº 2 de 4 de enero).

Para la identificación de los productos ofertados, la presentación de ofertas, de los productos se identificarán por su denominación, referencia comercial, Código CIP, Genérico de Centro correspondiente.

Se comprueba que las siguientes ofertas presentadas **carecen de CIP**:

LOTE	GC PUBLICADO CORREGIDO	LICITADOR	CÓD. GC DEL LICITADOR	REF. FABRICANTE	DENOMINACIÓN COMERCIAL	CIP
15	F58289	UMBERT & JAKOBSEN SOLUTIONS	F58289	VVI1530/70	MYELO SLIM	NO APORTA
16	E31096	UMBERT & JAKOBSEN SOLUTIONS	E31096	VVIL1510/50	ERGO	NO APORTA

En consecuencia con lo anterior dichas ofertas no serán valoradas por la Comisión Técnica.

Por otra parte se observa que el licitador MERIT presenta en su oferta un código CIP erróneo.

LOTE	GC PUBLICADO CORREGIDO	LICITADOR	CÓD. GC DEL LICITADOR	REF. FABRICANTE	DENOMINACIÓN COMERCIAL	CIP
32	F24661	MERIT MEDICAL	F24661	681646	Catheters.Careflow™.3F.60 mm.0.5	884450321591

Se comprueba en el Banco de ofertas de bienes y servicios del SAS que a la referencia ofertada le corresponde el CIP 100137984470.

Consultado y deliberado este asunto en la sesión de Mesa de Contratación celebrada el viernes 3 de febrero de 2023, esta ADMITE la oferta en cuestión y comunica a la Comisión Técnica que ha de evaluarla en su informe técnico.



En el punto 7.1.3. del P.C.A.P. se establece en su párrafo segundo que “en caso de tratarse de productos para cuya adquisición se haya declarado el uso obligatorio del CIP, el órgano encargado de la valoración o unidad técnica procederá a comprobar la correcta asociación del producto al genérico de centro objeto de la licitación en el Catálogo de Bienes y Servicios. Del mismo modo se verificará que la ficha técnica y logística del proveedor cumple con los requisitos establecidos para los productos objeto de la licitación. En caso de que no corresponda, el citado órgano. Indicará a la persona licitadora los códigos correctos a los cuales debe asociar los productos previamente a la licitación. “

Se comprueba que las siguientes ofertas poseen un GC, según su CIP correspondiente, distinto al GC del lote al que se presentan.

LOTE	GC PUBLICADO CORREGIDO	LICITADOR	CÓD. GC DEL LICITADOR	REF. FABRICANTE	DENOMINACIÓN COMERCIAL	CIP	GC-CAT SEGUN CIP
15	F58289	Import and Export Medical and Endov	F58289	DBMNI1504	Aguja de Aspiración de medula osea	100120495323	E04163
38	B42065	Edwards Lifesciences, S.L.	B94262	D97120F5	EDWARDS CATETER ESTIMULACI	100006040010	B94262

Por otra parte, en el punto 6 del PPT relativo a Muestras se indica que: “Los licitadores presentarán, dos muestras de los productos ofertados,...”

La Mesa de Contratación informa a la Comisión Técnica que el licitador IMPORT & EXPORT MEDICAL AND ENDOVASCULAR PRODUCTS, S.L. **NO** presenta muestra en el lote 11 quedando por tanto excluido de valoración.



5. VALORACIÓN DE LAS OFERTAS DE LAS LICITADORAS RECIBIDAS POR LA COMISION TECNICA, CONFORME A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN NO AUTOMÁTICOS.

Las ofertas son posteriormente examinadas por la Comisión comprobándose la presentación y características de las muestras, conforme se exige en el apartado 6 del PPT, la documentación técnica aportada por los licitadores y el cumplimiento de las prescripciones técnicas contempladas en el PPT y adicionales del ANEXO I del PPT.

En las Agrupaciones de lotes, se comprueba que el licitador ha de presentar muestras y ofertas que cumplan las prescripciones técnicas y características técnicas en todos los lotes que la componen. En el caso de que se evalúe que el licitador no cuenta con muestra u oferta que cumpla en un lote de la agrupación, el resto de ofertas presentadas a los otros lotes de la agrupación no son evaluadas pues se requiere el cumplimiento de prescripciones y características técnicas en todos los lotes de la agrupación.

Respecto de dicha valoración resaltar que, tras analizar las muestras presentadas y la documentación técnica, no se valoran los criterios de adjudicación de aquellas ofertas que:

- En los casos de agrupaciones de lotes, si se detecta un lote sin oferta válida de un licitador no se valoran los criterios de adjudicación del resto de ofertas pendientes presentadas por el licitador a los demás lotes de la agrupación.
- No cumplen las Prescripciones Técnicas Adicionales recogidas en el Anexo I del PPT..
- No presentan muestras de producto, como se exige en el punto 6 del PPT..

La evaluación funcional de los criterios de adjudicación no automáticos es realizada por Agrupaciones y lotes de las ofertas y se muestra en las páginas siguientes



EVALUACIÓN FUNCIONAL DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN NO AUTOMÁTICOS

Lotes	Descripción GC / Licitador	GC/ Ref.Fab.-Denom. Comercial	Req, Cesi ón Equipo	Ptos. Facilidad Utiliz	Facilidad de Utilizacion	Ptos Seguridad	Seguridad	Ptos Etiquet. Y Env.	Etiquetado y envasado	Total Puntos
1	AGUJA ECOGENICA P/ BLOQUEO ANESTESICO /con línea-Diámetro:[22-22];Long. de la aguja:(80-130);	E72040	SI							
1	B.BRAUN MEDICAL S.A.	4894162U STIMUPLEX D PLUS BISEL 15° G22 0,7X120MM		8	ADECUADO: La referencia presentada facilita la práctica clínica en cuanto a los procedimientos estandarizados.	8	ADECUADO: el soporte de sujeción de la aguja favorece el agarre.	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura para preservar la esterilidad en el momento de su uso.	21
1	MBA INCORPORADO SL	BN22090 AKUS		8	ADECUADO: La referencia presentada facilita la práctica clínica en cuanto a los procedimientos estandarizados.	15	MUY ADECUADO: el soporte de sujeción de la aguja favorece el agarre e incorpora un dispositivo que mejora la seguridad atendiendo la normativa ESS/1451/2013	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura para preservar la esterilidad en el momento de su uso.	28

1

Lotes	Descripción GC / Licitador	GC/ Ref.Fab.-Denom. Comercial	Req. Cesión Equipo	Ptos. Facilidad Utiliz	Facilidad de Utilizacion	Ptos Seguridad	Seguridad	Ptos Etiquet. Y Env.	Etiquetado y envasado	Total Puntos
2	AGUJA ECOGENICA P/ BLOQUEO ANESTESICO /con línea-Diámetro:[22-22];Long. de la aguja:(35-50];	E72041	SI							
2	B.BRAUN MEDICAL S.A.	4892505-01 STIMUPLEX ULTRA 360 30° 22GX50MM-EU		8	ADECUADO: La referencia presentada facilita la práctica clínica en cuanto a los procedimientos estandarizados.	8	ADECUADO: el soporte de sujeción de la aguja favorece el agarre.	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura para preservar la esterilidad en el momento de su uso.	21
2	MBA INCORPORADO SL	BN22050 AKUS		8	ADECUADO: La referencia presentada facilita la práctica clínica en cuanto a los procedimientos estandarizados.	15	MUY ADECUADO: el soporte de sujeción de la aguja favorece el agarre e incorpora un dispositivo que mejora la seguridad atendiendo la normativa ESS/1451/2013	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura para preservar la esterilidad en el momento de su uso.	28
2										

Lotes	Descripción GC / Licitador	GC/ Ref.Fab.-Denom. Comercial	Req. Cesión Equipo	Ptos. Facilidad Utiliz	Facilidad de Utilizacion	Ptos Seguridad	Seguridad	Ptos Etiquet. Y Env.	Etiquetado y envasado	Total Puntos
3	AGUJA ECOGENICA P/ BLOQUEO ANESTESICO /con línea-Diámetro:[22-22];Long. de la aguja:(50-80];	E72042	SI							
3	B.BRAUN MEDICAL S.A.	4892508-01 STIMUPLEX ULTRA 360 30° 22Gx80MM-EU		8	ADECUADO: La referencia presentada facilita la práctica clínica en cuanto a los procedimientos estandarizados.	8	ADECUADO: el soporte de sujeción de la aguja favorece el agarre.	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura para preservar la esterilidad en el momento de su uso.	21
3	MBA INCORPORADO SL	BN22070 AKUS		8	ADECUADO: La referencia presentada facilita la práctica clínica en cuanto a los procedimientos estandarizados.	15	MUY ADECUADO: el soporte de sujeción de la aguja favorece el agarre e incorpora un dispositivo que mejora la seguridad atendiendo la normativa ESS/1451/2013	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura para preservar la esterilidad en el momento de su uso.	28
3										

Lotes	Descripción GC / Licitador	GC/ Ref.Fab.-Denom. Comercial	Req, Cesi ón Equipo	Ptos. Facilidad Utiliz	Facilidad de Utilizacion	Ptos Seguridad	Seguridad	Ptos Etiquet. Y Env.	Etiquetado y envasado	Total Puntos
4	AGUJA ECOGENICA P/ BLOQUEO ANESTESICO /con linea-	SU.PC.SANI.01.03.05.000 001	SI							
4	B.BRAUN MEDICAL S.A.	4892510-01 STIMUPLEX ULTRA 360 30° 20GX100MM-EU		8	ADECUADO: La referencia presentada facilita la práctica clínica en cuanto a los procedimientos estandarizados.	8	ADECUADO: el soporte de sujeción de la aguja favorece el agarre.	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura para preservar la esterilidad en el momento de su uso.	21
4	MBA INCORPORADO SL	BN21090 AKUS		8	ADECUADO: La referencia presentada facilita la práctica clínica en cuanto a los procedimientos estandarizados.	15	MUY ADECUADO: el soporte de sujeción de la aguja favorece el agarre e incorpora un dispositivo que mejora la seguridad atendiendo la normativa ESS/1451/2013	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura para preservar la esterilidad en el momento de su uso.	28

4

Lotes	Descripción GC / Licitador	GC/ Ref.Fab.-Denom. Comercial	Req, Cesi ón Equ ipo	Ptos. Facili dad Utiliz	Facilidad de Utilizacion	Ptos Seguridad	Seguridad	Ptos Etiqu et. Y Env.	Etiquetado y envasado	Total Puntos
5	EQ. CATETER CENTRAL TECNICA SELDINGER 1 LUZ/ LARGA DURACION Y ALTO FLUJO C/SIST. NAVEGACIÓN-Longitud:[40-80];Diámetro interno 1 luz:[18-18];Período de permanencia:6 a 12 meses;Diámetro externo del catéter:[4-4];	F19667	SI							
5	BECTON DICKINSON, S.A.U.	2174108 4FR SL POWERPICC 3CG FULL TRAY		8	ADECUADO: La referencia presentada facilita la práctica clínica en cuanto a los procedimientos estandarizados.	8	ADECUADO: buen deslizamiento del catéter que facilita la seguridad en la técnica.	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura para preservar la esterilidad en el momento de su uso.	21
5										

Lotes	Descripción GC / Licitador	GC/ Ref.Fab.-Denom. Comercial	Req, Cesi ón Equ ipo	Ptos. Facili dad Utiliz	Facilidad de Utilizacion	Ptos Seguridad	Seguridad	Ptos Etiqu et. Y Env.	Etiquetado y envasado	Total Puntos
6	EQ. CATETER CENTRAL TECNICA SELDINGER 1 LUZ/ LARGA DURACION Y ALTO FLUJO C/SIST. NAVEGACIÓN-Longitud:[40-80];Diámetro interno 1 luz:[18-18];Período de permanencia:6 a 12 meses;Diámetro externo del catéter:[5-5];	F19668	SI							
6	BECTON DICKINSON, S.A.U.	2175108 5FR SL POWERPICC 3CG FULL TRAY		8	ADECUADO: La referencia presentada facilita la práctica clínica en cuanto a los procedimientos estandarizados.	8	ADECUADO: buen deslizamiento del catéter que facilita la seguridad en la técnica.	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura para preservar la esterilidad en el momento de su uso.	21
6										

Lotes	Descripción GC / Licitador	GC/ Ref.Fab.-Denom. Comercial	Req, Cesi ón Equ ipo	Ptos. Facili dad Utiliz	Facilidad de Utilizacion	Ptos Seguridad	Seguridad	Ptos Etiqu et. Y Env.	Etiquetado y envasado	Total Puntos
7	EQ. CATETER CENTRAL TECNICA SELDINGER 2 LUZ/ LARGA DURACION Y ALTO FLUJO C/SIST. NAVEGACIÓN-Longitud:[40-80];Diámetro interno 2 luz:[18-18];Período de permanencia:6 a 12 meses;Diámetro externo del catéter:[5-5];	F19669	SI							
7	BECTON DICKINSON, S.A.U.	2275108		8	ADECUADO: La referencia presentada facilita la práctica clínica en cuanto a los procedimientos estandarizados.	8	ADECUADO: buen deslizamiento del catéter que facilita la seguridad en la técnica.	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura para preservar la esterilidad en el momento de su uso.	21

7

Lotes	Descripción GC / Licitador	GC/ Ref.Fab.-Denom. Comercial	Req, Cesi ón Equ ipo	Ptos. Facili dad Utiliz	Facilidad de Utilizacion	Ptos Seguridad	Seguridad	Ptos Etiqu et. Y Env.	Etiquetado y envasado	Total Puntos
8	AGUJA ESPINAL PUNTA LAPIZ / corta-Longitud:[90-100];Diámetro :[25-25];	D48742	NO							
8	AMEBIL, S.L.	TSPPK2590 Aguja espinal pta lapiz corta long. 90-100 diám. 25-25		0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	8	ADECUADO: el soporte de sujeción de la aguja favorece el agarre.	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura para preservar la esterilidad en el momento de su uso.	13
8	B.BRAUN MEDICAL S.A.	4502043-13 PENCAN C/INTRODUCTOR(0.5X 88MM) 25GX3 1/2		0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	8	ADECUADO: el soporte de sujeción de la aguja favorece el agarre.	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura para preservar la esterilidad en el momento de su uso.	13

Lotes	Descripción GC / Licitador	GC/ Ref.Fab.-Denom. Comercial	Req. Cesión Equipo	Ptos. Facilidad Utiliz	Facilidad de Utilizacion	Ptos Seguridad	Seguridad	Ptos Etiquet. Y Env.	Etiquetado y envasado	Total Puntos
8	BECTON DICKINSON, S.A.U.	402050 WHITACRE 25GA 3-1/2IN		0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	8	ADECUADO: el soporte de sujeción de la aguja favorece el agarre.	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura para preservar la esterilidad en el momento de su uso.	13
8	FARMADOSIS	02.6212590100E Aguja raquianestesia 25Gx90mm punta lápiz con guía								No admitida
8	GRIFOLS MOVACO S.A	511151-29A AGUJA SPROTTE 25GX90mm C/INTR.C/MAG.C/25		15	MUY ADECUADO: La referencia presentada facilita la práctica clínica en cuanto a los procedimientos estandarizados y la ventana del bisel permite la optimización de la técnica.	8	ADECUADO: el soporte de sujeción de la aguja favorece el agarre.	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura para preservar la esterilidad en el momento de su uso.	28

Lotes	Descripción GC / Licitador	GC/ Ref.Fab.-Denom. Comercial	Req. Cesión Equipo	Ptos. Facilidad Utiliz	Facilidad de Utilizacion	Ptos Seguridad	Seguridad	Ptos Etiquet. Y Env.	Etiquetado y envasado	Total Puntos
8	IBERIAN CARE 2016 S.L.	TSPPK2590 AGUJA ESPINAL PUNTA DE LÁPIZ 25G 90 MM		0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	8	ADECUADO: el soporte de sujeción de la aguja favorece el agarre.	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura para preservar la esterilidad en el momento de su uso.	13
8	MBA INCORPORADO SL	SW25092-21 AKUS		8	ADECUADO: La referencia presentada facilita la práctica clínica en cuanto a los procedimientos estandarizados.	8	ADECUADO: el soporte de sujeción de la aguja favorece el agarre.	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura para preservar la esterilidad en el momento de su uso.	21
8	VYGON SAU	181052 AGUJA ESPINAL PUNTA LAPIZ/corta-longitud:[90-100];Diámetro:[25-25]		15	MUY ADECUADO: La referencia presentada facilita la práctica clínica en cuanto a los procedimientos estandarizados y la ventana del bisel permite la optimización de la técnica.	8	ADECUADO: el soporte de sujeción de la aguja favorece el agarre.	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura para preservar la esterilidad en el momento de su uso.	28

Lotes	Descripción GC / Licitador	GC/ Ref.Fab.-Denom. Comercial	Req, Cesi ón Equ ipo	Ptos. Facili dad Utiliz	Facilidad de Utilizacion	Ptos Seguridad	Seguridad	Ptos Etiqu et. Y Env.	Etiquetado y envasado	Total Puntos
8	FARMADOSIS, la referencia de la muestra presentada no se corresponde con la indicada en la documentación.									
9	AGUJA ESPINAL PUNTA LAPIZ / corta-Longitud:[90-100];Diámetro :[27-27];	D87623	NO							
9	AMEBIL, S.L.	TSPPK2790 Aguja espinal pta lapiz corta long. 90-100 diám. 27-27		0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	8	ADECUADO: el soporte de sujeción de la aguja favorece el agarre.	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura para preservar la esterilidad en el momento de su uso.	13

Lotes	Descripción GC / Licitador	GC/ Ref.Fab.-Denom. Comercial	Req, Cesi ón Equipo	Ptos. Facilidad Utiliz	Facilidad de Utilizacion	Ptos Seguridad	Seguridad	Ptos Etiquet. Y Env.	Etiquetado y envasado	Total Puntos
9	B.BRAUN MEDICAL S.A.	4502051-13 PENCAN C/INTRODUCTOR(0.4X 88MM) 27GX3 1/2		0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	8	ADECUADO: el soporte de sujeción de la aguja favorece el agarre.	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura para preservar la esterilidad en el momento de su uso.	13
9	BECTON DICKINSON, S.A.U.	402051 WHITACRE 27GA 3-1/2IN		0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	8	ADECUADO: el soporte de sujeción de la aguja favorece el agarre.	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura para preservar la esterilidad en el momento de su uso.	13
9	FARMADOSIS	02.6212790100E Aguja raquianestesia 27Gx90mm punta lápiz con guía								No admitida

Lotes	Descripción GC / Licitador	GC/ Ref.Fab.-Denom. Comercial	Req. Cesión Equipo	Ptos. Facilidad Utiliz	Facilidad de Utilizacion	Ptos Seguridad	Seguridad	Ptos Etiquet. Y Env.	Etiquetado y envasado	Total Puntos
9	GRIFOLS MOVACO S.A	121151-27A AGUJA SPROTTE 27Gx90mm MAGNIF.E INT.C/25		15	MUY ADECUADO: La referencia presentada facilita la práctica clínica en cuanto a los procedimientos estandarizados y la ventana del bisel permite la optimización de la técnica.	8	ADECUADO: el soporte de sujeción de la aguja favorece el agarre.	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura para preservar la esterilidad en el momento de su uso.	28
9	IBERIAN CARE 2016 S.L.	TSPPK2790 AGUJA ESPINAL PUNTA DE LÁPIZ 27G 90 MM		0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	8	ADECUADO: el soporte de sujeción de la aguja favorece el agarre.	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura para preservar la esterilidad en el momento de su uso.	13
9	MBA INCORPORADO SL	SW27092-21 AKUS		8	ADECUADO: La referencia presentada facilita la práctica clínica en cuanto a los procedimientos estandarizados.	8	ADECUADO: el soporte de sujeción de la aguja favorece el agarre.	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura para preservar la esterilidad en el momento de su uso.	21

Lotes	Descripción GC / Licitador	GC/ Ref.Fab.-Denom. Comercial	Req, Cesi ón Equipo	Ptos. Facilidad Utiliz	Facilidad de Utilizacion	Ptos Seguridad	Seguridad	Ptos Etiquet. Y Env.	Etiquetado y envasado	Total Puntos
9	VYGON SAU	181042 AGUJA ESPINAL PUNTA LAPIZ/corta-longitud:[90-100];Diámetro:[27-27]		15	MUY ADECUADO: La referencia presentada facilita la práctica clínica en cuanto a los procedimientos estandarizados y la ventana del bisel permite la optimización de la técnica.	8	ADECUADO: el soporte de sujeción de la aguja favorece el agarre.	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura para preservar la esterilidad en el momento de su uso.	28
9	FARMADOSIS, la referencia de la muestra presentada no se corresponde con la indicada en la documentación.									
10	AGUJA BIOPSIA DETECTABLE ULTRASONIDO POR VACÍO-Longitud:[40-120];Diámetro : [10-10];	C29508	NO							

Lotes	Descripción GC / Licitador	GC/ Ref.Fab.-Denom. Comercial	Req. Cesión Equipo	Ptos. Facilidad Utiliz	Facilidad de Utilizacion	Ptos Seguridad	Seguridad	Ptos Etiquet. Y Env.	Etiquetado y envasado	Total Puntos
10	BECTON DICKINSON, S.A.U.	ECP0110GV ENCOR BIOPSY PROBE-10 G Vert		8	ADECUADO: La referencia presentada facilita la práctica clínica en cuanto a los procedimientos estandarizados.	8	ADECUADO: el sistema de sujeción al dispositivo de vacío favorece la seguridad en la obtención de la muestra	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura para preservar la esterilidad en el momento de su uso.	21
10										
11	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO AUTOMÁTICO-Longitud:[160-200];Diámetro :[16-16];	D46613	NO							

Lotes	Descripción GC / Licitador	GC/ Ref.Fab.-Denom. Comercial	Req, Cesi ón Equipo	Ptos. Facilidad Utiliz	Facilidad de Utilizacion	Ptos Seguridad	Seguridad	Ptos Etiquet. Y Env.	Etiquetado y envasado	Total Puntos
11	BECTON DICKINSON, S.A.U.	MC1616 MAXCORE 16G X 16CM X 22MM		0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura para preservar la esterilidad en el momento de su uso.	5
11	IBERIAN CARE 2016 S.L.	ABN-1616C AGUJA DE BIOPSIA AUTOMÁTICA CON DISP COAXIAL 16G 160MM		0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura para preservar la esterilidad en el momento de su uso.	5
11	IZASA HOSPITAL, S.L.U.	MU16160-00 Klinik Health - Ag.B Aut MedOne Ultra BS 16Gx160mm		0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura para preservar la esterilidad en el momento de su uso.	5

Lotes	Descripción GC / Licitador	GC/ Ref.Fab.-Denom. Comercial	Req, Cesi ón Equipo	Ptos. Facilidad Utiliz	Facilidad de Utilizacion	Ptos Seguridad	Seguridad	Ptos Etiquet. Y Env.	Etiquetado y envasado	Total Puntos
11	MEDICINA ANALITICA CONSUMIBLES MAC, S.A.	ML-ABG-2020-16-0200 DISPOSITIVO AUTOMATICO BIOPSIA		0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura para preservar la esterilidad en el momento de su uso.	5
11	MERMAID MEDICAL IBERIA S.L	ABN-1616 Curaway Medical		0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura para preservar la esterilidad en el momento de su uso.	5
11	EL LICITADOR IMPORT & EXPORT MEDICAL AND ENDOVASCULAR PRODUCTS, S.L. QUEDA EXCLUIDO DE VALORACIÓN DE ESTE LOTE AL NO PRESENTAR MUESTRA EN PLAZO SEGÚN INFORMA LA MESA DE CONTRATACIÓN									

Lotes	Descripción GC / Licitador	GC/ Ref.Fab.-Denom. Comercial	Req, Cesi ón Equipo	Ptos. Facilidad Utiliz	Facilidad de Utilizacion	Ptos Seguridad	Seguridad	Ptos Etiquet. Y Env.	Etiquetado y envasado	Total Puntos
12	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO AUTOMÁTICO-Longitud:[160-200];Diámetro :[18-18];	D46617	NO							
12	BECTON DICKINSON, S.A.U.	MC1816 MAXCORE 18G X 16CM X 22MM		15	MUY ADECUADO: La referencia presentada facilita la práctica clínica en cuanto a los procedimientos estandarizados y permite una óptima extracción de la muestra.	8	ADECUADO: La referencia presentada dispone de un seguro que evita disparos accidentales	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura para preservar la esterilidad en el momento de su uso.	28
12	IBERIAN CARE 2016 S.L.	ABN-1816C AGUJA DE BIOPSIA AUTOMÁTICA CON DISP COAXIAL 18G 160MM		0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura para preservar la esterilidad en el momento de su uso.	5

Lotes	Descripción GC / Licitador	GC/ Ref.Fab.-Denom. Comercial	Req, Cesi ón Equipo	Ptos. Facilidad Utiliz	Facilidad de Utilizacion	Ptos Seguridad	Seguridad	Ptos Etiquet. Y Env.	Etiquetado y envasado	Total Puntos
12	Import and Export Medical and Endovascular Products SL (B38993903)	763118160X Biopsia automatica Tru Core II 18Gx160mm		0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura para preservar la esterilidad en el momento de su uso.	5
12	IZASA HOSPITAL, S.L.U.	MU18160-00 Klinik Health - Ag.B Aut MedOne Ultra BS 18Gx160mm		0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura para preservar la esterilidad en el momento de su uso.	5
12	MEDICINA ANALITICA CONSUMIBLES MAC, S.A.	ML-ABG2020180200 DISPOSITIVO AUTOMATICO BIOPSIA			NO CUMPLE: Mala calidad. La aguja se dobla con facilidad, no permite ser dirigida para la toma de muestras.					

Lotes	Descripción GC / Licitador	GC/ Ref.Fab.-Denom. Comercial	Req. Cesión Equipo	Ptos. Facilidad Utiliz	Facilidad de Utilizacion	Ptos Seguridad	Seguridad	Ptos Etiquet. Y Env.	Etiquetado y envasado	Total Puntos
12	MERMAID MEDICAL IBERIA S.L	ABN-1816 Curaway Medical		0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura para preservar la esterilidad en el momento de su uso.	5

12

Lotes	Descripción GC / Licitador	GC/ Ref.Fab.-Denom. Comercial	Req, Cesi ón Equ ipo	Ptos. Facili dad Utiliz	Facilidad de Utilizacion	Ptos Seguridad	Seguridad	Ptos Etiqu et. Y Env.	Etiquetado y envasado	Total Puntos
13	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO AUTOMÁTICO-Longitud:[250-300];Diámetro :[18-18];	F21729	NO							
13	BECTON DICKINSON, S.A.U.	MC1825 MAXCORE 18G X 25CM X 22MM		15	MUY ADECUADO: La referencia presentada facilita la práctica clínica en cuanto a los procedimientos estandarizados y permite una óptima extracción de la muestra.	8	ADECUADO: La referencia presentada dispone de un seguro que evita disparos accidentales	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura para preservar la esterilidad en el momento de su uso.	28
13	IZASA HOSPITAL, S.L.U.	MU18250-00 Klinik Health - Ag.B Aut MedOne Ultra BS 18Gx250mm		0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura para preservar la esterilidad en el momento de su uso.	5

Lotes	Descripción GC / Licitador	GC/ Ref.Fab.-Denom. Comercial	Req, Cesi ón Equipo	Ptos. Facilidad Utiliz	Facilidad de Utilizacion	Ptos Seguridad	Seguridad	Ptos Etiquet. Y Env.	Etiquetado y envasado	Total Puntos
13	LELEMAN	PRM-182502 TSK PRIMECUT		0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura para preservar la esterilidad en el momento de su uso.	5
13	MEDICINA ANALITICA CONSUMIBLES MAC, S.A.	ML-ABG-2040-18-0250 DISPOSITIVO AUTOMATICO BIOPSIA			NO CUMPLE: Mala calidad. La aguja se dobla con facilidad, no permite ser dirigida para la toma de muestras.					
13	Presurgy S.L	PAG1825 AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO AUTOMÁTICO PAG		15	MUY ADECUADO: La referencia presentada facilita la práctica clínica y permite una óptima extracción de la muestra.	8	ADECUADO: aguja adaptada para una fácil conexión a la sonda los que facilita la seguridad en el ensamble.	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura para preservar la esterilidad en el momento de su uso.	28

Lotes	Descripción GC / Licitador	GC/ Ref.Fab.-Denom. Comercial	Req, Cesi ón Equipo	Ptos. Facilidad Utiliz	Facilidad de Utilizacion	Ptos Seguridad	Seguridad	Ptos Etiquet. Y Env.	Etiquetado y envasado	Total Puntos
13										
14	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO AUTOMÁTICO-Longitud:[200-250];Diámetro :[18-18];	B38297	NO							
14	BECTON DICKINSON, S.A.U.	MC1820 MAXCORE 18G X 20CM X 22MM								No presenta muestras

Lotes	Descripción GC / Licitador	GC/ Ref.Fab.-Denom. Comercial	Req, Cesi ón Equipo	Ptos. Facilidad Utiliz	Facilidad de Utilizacion	Ptos Seguridad	Seguridad	Ptos Etiquet. Y Env.	Etiquetado y envasado	Total Puntos
14	IBERIAN CARE 2016 S.L.	ABN-1820C AGUJA DE BIOPSIA AUTOMÁTICA CON DISP COAXIAL 18G 200MM		0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura para preservar la esterilidad en el momento de su uso.	5
14	Import and Export Medical and Endovascular Products SL (B38993903)	360208002 Pistola Biopsia Biopince 18Gx 20cm		0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura para preservar la esterilidad en el momento de su uso.	5
14	IZASA HOSPITAL, S.L.U.	MU18200-00 Klinik Health - Ag.B Aut MedOne Ultra BS 18Gx200mm		0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura para preservar la esterilidad en el momento de su uso.	5

Lotes	Descripción GC / Licitador	GC/ Ref.Fab.-Denom. Comercial	Req. Cesión Equipo	Ptos. Facilidad Utiliz	Facilidad de Utilizacion	Ptos Seguridad	Seguridad	Ptos Etiquet. Y Env.	Etiquetado y envasado	Total Puntos
14	LELEMAN	PRM-182002 TSK PRIMECUT		0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura para preservar la esterilidad en el momento de su uso.	5
14	MEDICINA ANALITICA CONSUMIBLES MAC, S.A.	ML-ABG-2040-18-0200 DISPOSITIVO AUTOMATICO BIOPSIA			NO CUMPLE: Mala calidad. La aguja se dobla con facilidad, no permite ser dirigida para la toma de muestras.					
14	Presurgy S.L	PAG1820 AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO AUTOMÁTICO PAG		15	MUY ADECUADO: La referencia presentada facilita la práctica clínica en cuanto a los procedimientos estandarizados y permite una óptima extracción de la muestra.	8	ADECUADO: aguja adaptada para una fácil conexión a la sonda los que facilita la seguridad en el ensamble.	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura para preservar la esterilidad en el momento de su uso.	28

Lotes	Descripción GC / Licitador	GC/ Ref.Fab.-Denom. Comercial	Req, Cesi ón Equipo	Ptos. Facilidad Utiliz	Facilidad de Utilizacion	Ptos Seguridad	Seguridad	Ptos Etiquet. Y Env.	Etiquetado y envasado	Total Puntos
14	BECTON DICKINSON, S.A.U.: NO PRESENTA MUESTRAS									
15	AGUJA ASPIRACION MEDULA OSEA ESTERNAL O ILIACA LONGITUD VARIABLE-Longitud variable:5-30;Diámetro:[15-15];	F58289	NO							
15	AMEVISA, S.A.	PS15030 A. ASPIRACION MEDULA OSEA 15G		0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura para preservar la esterilidad en el momento de su uso.	5

Lotes	Descripción GC / Licitador	GC/ Ref.Fab.-Denom. Comercial	Req, Cesi ón Equipo	Ptos. Facilidad Utiliz	Facilidad de Utilizacion	Ptos Seguridad	Seguridad	Ptos Etiquet. Y Env.	Etiquetado y envasado	Total Puntos
15	Import and Export Medical and Endovascular Products SL (B38993903)	DBMNI1504 Aguja de Aspiración de medula osea 15Gx10.2cm		0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura para preservar la esterilidad en el momento de su uso.	5
15	IZASA HOSPITAL, S.L.U.	PS15020-10 Klinik Health - Ag.B Perfect Asp M.Ósea C/A BS 15Gx20mm		8	ADECUADO: La referencia presentada facilita la práctica clínica en cuanto a los procedimientos estandarizados.	8	ADECUADO: Su mango ultraergonómico facilita la seguridad en la punción	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura para preservar la esterilidad en el momento de su uso.	21
15	MEDICINA ANALITICA CONSUMIBLES MAC, S.A.	ML-BOW-1070-15-0068 SISTEMA BIOPSIA PARA MEDULA OSEA		0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura para preservar la esterilidad en el momento de su uso.	5

Lotes	Descripción GC / Licitador	GC/ Ref.Fab.-Denom. Comercial	Req. Cesión Equipo	Ptos. Facilidad Utiliz	Facilidad de Utilizacion	Ptos Seguridad	Seguridad	Ptos Etiquet. Y Env.	Etiquetado y envasado	Total Puntos
15	UMBERT & JAKOBSEN SOLUTIONS S.L.	VVI1530/70 MYELO SLIM								NO ADMITIDA. SIN CIP.
15	LA OFERTA PRESENTADA POR UMBERT & JAKOBSEN SOLUTIONS S.L.EN EL LOTE 15 ESTA EXCLUIDA DE VALORACION AL NO POSEER CIP									
16	AGUJA ASPIRACION MEDULA OSEA ESTERNAL O ILÍACA-Diámetro:[15-15];Longitud de la aguja:40;	E31096	NO							
16	IBERIAN CARE 2016 S.L.	SC1540 AGUJA DE ASPIRACION MEDULA ÓSEA ESTERNAL /ILÍACA 15G 40 MM		0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura para preservar la esterilidad en el momento de su uso.	5

Lotes	Descripción GC / Licitador	GC/ Ref.Fab.-Denom. Comercial	Req. Cesión Equipo	Ptos. Facilidad Utiliz	Facilidad de Utilizacion	Ptos Seguridad	Seguridad	Ptos Etiquet. Y Env.	Etiquetado y envasado	Total Puntos
16	LELEMAN	RN1540 BIOPSYBELL STERNOBELL		15	MUY ADECUADO: Buena sujeción y facilidad en el manejo tanto en muestras iliacas como esternales	8	ADECUADO: El anillo de avance milimétrico facilita el ajuste de la longitud de la aguja proporcionando mayor seguridad en la punción	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura para preservar la esterilidad en el momento de su uso.	28
16	MEDICINA ANALITICA CONSUMIBLES MAC, S.A.	ML-BOW-1070-15-0041 SISTEMA BIOPSIA PARA MEDULA OSEA		0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura para preservar la esterilidad en el momento de su uso.	0
16	UMBERT & JAKOBSEN SOLUTIONS S.L.	VVIL1510/50 ERGO								NO ADMITIDA. SIN CIP.
16	LA OFERTA PRESENTADA POR UMBERT & JAKOBSEN SOLUTIONS S.L.EN EL LOTE 16ESTA EXCLUIDA DE VALORACION AL NO POSEER CIP									

Lotes	Descripción GC / Licitador	GC/ Ref.Fab.-Denom. Comercial	Req. Cesión Equipo	Ptos. Facilidad Utiliz	Facilidad de Utilizacion	Ptos Seguridad	Seguridad	Ptos Etiquet. Y Env.	Etiquetado y envasado	Total Puntos
17	EQ. COMPLETO DE BIOPSIA OSEA-Diámetro de la aguja de biopsia:[11-11];Longitud de la aguja:[50-70)	F27773	NO							
17	TELEFLEX MEDICAL S.A.U.	9466-EU-001 ONCONTROL BNDJACOAX(11/13GX6 0/105MM)		8	ADECUADO: La referencia presentada facilita la práctica clínica en cuanto a los procedimientos estandarizados	8	ADECUADO: El conjunto de elementos incluidos en el kit incrementan la seguridad en la técnica.	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura para preservar la esterilidad en el momento de su uso.	21

17

Lotes	Descripción GC / Licitador	GC/ Ref.Fab.-Denom. Comercial	Req. Cesión Equipo	Ptos. Facilidad Utiliz	Facilidad de Utilizacion	Ptos Seguridad	Seguridad	Ptos Etiquet. Y Env.	Etiquetado y envasado	Total Puntos
18	AGUJA PARA TERAPIA INTRAOSEA PARA PISTOLA- Diámetro de la aguja:[15-15];Longitud de la aguja:[16-25];	D98891	NO							
18	TELEFLEX MEDICAL S.A.U.	9001P-EU-005 EZ-IO 5 AGUJAS 25MM 15G+EZ-STABILIZER		8	ADECUADO: La referencia presentada facilita la práctica clínica en cuanto a los procedimientos estandarizados.	8	ADECUADO: Su estilete y capuchón de seguridad evitan punciones accidentales.	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura para preservar la esterilidad en el momento de su uso.	21

18

Lotes	Descripción GC / Licitador	GC/ Ref.Fab.-Denom. Comercial	Req, Cesi ón Equ ipo	Ptos. Facili dad Utiliz	Facilidad de Utilizacion	Ptos Seguridad	Seguridad	Ptos Etiqu et. Y Env.	Etiquetado y envasado	Total Puntos
19	AGUJA PARA TERAPIA INTRAOSEA PARA PISTOLA- Diámetro de la aguja:[15-15];Longitud de la aguja:[45-45];	E48250	NO							
19	TELEFLEX MEDICAL S.A.U.	9079P-EU-005 EZ-IO 5 AGUJAS 45MM 15G+EZ-STABILIZER		8	ADECUADO: La referencia presentada facilita la práctica clínica en cuanto a los procedimientos estandarizados.	8	ADECUADO: Su estilete y capuchón de seguridad evitan punciones accidentales.	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura para preservar la esterilidad en el momento de su uso.	21

Lotes	Descripción GC / Licitador	GC/ Ref.Fab.-Denom. Comercial	Req, Cesi ón Equ ipo	Ptos. Facili dad Utiliz	Facilidad de Utilizacion	Ptos Seguridad	Seguridad	Ptos Etiqu et. Y Env.	Etiquetado y envasado	Total Puntos
20	AGUJA PARA TERAPIA INTRAOSEA PARA PISTOLA- Diámetro de la aguja:[15-15];Longitud de la aguja:[0-15];	B39912	NO							
20	TELEFLEX MEDICAL S.A.U.	9018P-EU-005 EZ-IO 5 AGUJAS 15MM 15G+EZ-STABILIZER		8	ADECUADO: La referencia presentada facilita la práctica clínica en cuanto a los procedimientos estandarizados.	8	ADECUADO: Su estilete y capuchón de seguridad evitan punciones accidentales.	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura para preservar la esterilidad en el momento de su uso.	21
20										

Lotes	Descripción GC / Licitador	GC/ Ref.Fab.-Denom. Comercial	Req, Cesi ón Equipo	Ptos. Facilidad Utiliz	Facilidad de Utilizacion	Ptos Seguridad	Seguridad	Ptos Etiquet. Y Env.	Etiquetado y envasado	Total Puntos
21	EQ. DRENAJE DE LIQUIDO ASCÍTICO-Diámetro de aguja: [14-14];Capacidad reservorio: [8000-11000];Longitud de la aguja:[0-180];	F21381	NO							
21	INTERSURGICAL	8ADMX011S ADM		8	ADECUADO: La referencia presentada facilita la práctica clínica en cuanto a los procedimientos estandarizados.	8	ADECUADO: Presenta aguja con punta tribiselada con extremo retráctil de seguridad.	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura para preservar la esterilidad en el momento de su uso.	21
21										

Lotes	Descripción GC / Licitador	GC/ Ref.Fab.-Denom. Comercial	Req, Cesi ón Equipo	Ptos. Facilidad Utiliz	Facilidad de Utilizacion	Ptos Seguridad	Seguridad	Ptos Etiquet. Y Env.	Etiquetado y envasado	Total Puntos
22	CATETER CENTRAL EPICUTANEO SIN GUIA / LARGA DURACION-Longitud:[30-60];Período de permanencia:3 a 6 meses;Diámetro interno 1ª luz:[28-28];Diámetro interno 2ª luz:[0-0];	F77749	NO							
22	VYGON SAU	218400 CATETER CENTRAL EPICUTANEO SIN GUIA/LARGA DURACION-Longitud:[30-60)		8	ADECUADO: La referencia presentada facilita la práctica clínica en cuanto a los procedimientos estandarizados.	8	ADECUADO: presenta conector intermediario amovible tipo easy-lock que permite retirar fácilmente la aguja de punción, evitando pinchazos accidentales	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura para preservar la esterilidad en el momento de su uso.	21
22										

Lotes	Descripción GC / Licitador	GC/ Ref.Fab.-Denom. Comercial	Req, Cesi ón Equ ipo	Ptos. Facili dad Utiliz	Facilidad de Utilizacion	Ptos Seguridad	Seguridad	Ptos Etiqu et. Y Env.	Etiquetado y envasado	Total Puntos
23	EQ. CATETER CENTRAL TECNICA SELDINGER 1 LUZ/ LARGA DURACION Y ALTO FLUJO-Longitud:[40-80];Diámetro interno 1 luz:[18-18];Diámetro interno 2 luz:[0-0];Diámetro interno 3 luz:[0-0];Diámetro interno 4 luz:[0-0];Diámetro interno 5 luz:[0-0];Período de permanencia:6 a 12 meses;Diámetro externo del catéter:[4-4];	E96979	NO							
23	BECTON DICKINSON, S.A.U.	6174118 POWERPICC 4FR SL		15	MUY ADECUADO: La referencia presentada facilita la práctica clínica en cuanto a los procedimientos estandarizados y el trocar facilita la inserción	8	ADECUADO: buen deslizamiento del catéter que facilita la seguridad en la técnica.	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura para preservar la esterilidad en el momento de su uso.	28
23	TELEFLEX MEDICAL S.A.U.	EU-25041-HP PICC 1 VIA 4FR 50CM SET BASICO		8	ADECUADO: La referencia presentada facilita la práctica clínica en cuanto a los procedimientos estandarizados.	8	ADECUADO: buen deslizamiento del catéter que facilita la seguridad en la técnica.	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura para preservar la esterilidad en el momento de su uso.	21

Lotes	Descripción GC / Licitador	GC/ Ref.Fab.-Denom. Comercial	Req. Cesión Equipo	Ptos. Facilidad Utiliz	Facilidad de Utilizacion	Ptos Seguridad	Seguridad	Ptos Etiquet. Y Env.	Etiquetado y envasado	Total Puntos
23										

Lotes	Descripción GC / Licitador	GC/ Ref.Fab.-Denom. Comercial	Req, Cesi ón Equ ipo	Ptos. Facili dad Utiliz	Facilidad de Utilizacion	Ptos Seguridad	Seguridad	Ptos Etiqu et. Y Env.	Etiquetado y envasado	Total Puntos
24	EQ. CATETER CENTRAL TECNICA SELDINGER 2 LUCES CON ANTISÉPTICO-Longitud:[10-40];Diámetro interno 1 luz:[14-14];Diámetro interno 2 luz:[18-18];Diámetro interno 3 luz:[0-0];Diámetro interno 4 luz:[0-0];Diámetro interno 5 luz:[0-0];Período de permanencia:< 1 mes;Diámetro externo del catéter:[7-7];	C44615	NO							
24	TELEFLEX MEDICAL S.A.U.	CV-27702-E CVC 2/V (14G,18G) 7F/20CM AGB R		8	ADECUADO: La referencia presentada facilita la práctica clínica en cuanto a los procedimientos estandarizados.	8	ADECUADO: buen deslizamiento del catéter que facilita la seguridad en la técnica.	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura para preservar la esterilidad en el momento de su uso.	21

24

Lotes	Descripción GC / Licitador	GC/ Ref.Fab.-Denom. Comercial	Req, Cesi ón Equ ipo	Ptos. Facili dad Utiliz	Facilidad de Utilizacion	Ptos Seguridad	Seguridad	Ptos Etiqu et. Y Env.	Etiquetado y envasado	Total Puntos
25	EQ. CATETER CENTRAL TECNICA SELDINGER 2 LUCES CON ANTISÉPTICO-Longitud:[10-40];Diámetro interno 1 luz:[14-14];Diámetro interno 2 luz:[14-14];Diámetro interno 3 luz:[0-0];Diámetro interno 4 luz:[0-0];Diámetro interno 5 luz:[0-0];Período de permanencia:< 1 mes;Diámetro externo del catéter:[8-8];	D48138	NO							
25	TELEFLEX MEDICAL S.A.U.	CS-25802-E SET C.V.C. 8F/20 CM. 2V AGB		8	ADECUADO: La referencia presentada facilita la práctica clínica en cuanto a los procedimientos estandarizados.	8	ADECUADO: buen deslizamiento del catéter que facilita la seguridad en la técnica.	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura para preservar la esterilidad en el momento de su uso.	21

25

Lotes	Descripción GC / Licitador	GC/ Ref.Fab.-Denom. Comercial	Req. Cesión Equipo	Ptos. Facilidad Utiliz	Facilidad de Utilizacion	Ptos Seguridad	Seguridad	Ptos Etiquet. Y Env.	Etiquetado y envasado	Total Puntos
26	CATETER CENTRAL EPICUTANEO CON GUIA / LARGA DURACION-Longitud: [0-30];Período de permanencia: 1 a 3 meses;Diámetro interno 1ª luz:[28-28];Diámetro interno 2ª luz:[0-0];	E65470	NO							
26	VYGON SAU	1261203		8	ADECUADO: La referencia presentada facilita la práctica clínica en cuanto a los procedimientos estandarizados.	8	ADECUADO: presenta una aguja rompible que se retira completamente después de la inserción del catéter.	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura para preservar la esterilidad en el momento de su uso.	21
26										

Lotes	Descripción GC / Licitador	GC/ Ref.Fab.-Denom. Comercial	Req, Cesi ón Equ ipo	Ptos. Facili dad Utiliz	Facilidad de Utilizacion	Ptos Seguridad	Seguridad	Ptos Etiqu et. Y Env.	Etiquetado y envasado	Total Puntos
27	EQ. CATETER CENTRAL TECNICA SELDINGER 2 LUCES CON ANTISÉPTICO-Longitud:[10-40];Diámetro interno 1 luz:[16-16];Diámetro interno 2 luz:[16-16];Diámetro interno 3 luz:[0-0];Diámetro interno 4 luz:[0-0];Diámetro interno 5 luz:[0-0];Período de permanencia:< 1 mes;Diámetro externo del catéter:[7-7];	D70545	NO							
27	TELEFLEX MEDICAL S.A.U.	CV-26702-E CVC 2/V (2x16G) 7F/20CM AGB R		8	ADECUADO: La referencia presentada facilita la práctica clínica en cuanto a los procedimientos estandarizados.	8	ADECUADO: buen deslizamiento del catéter que facilita la seguridad en la técnica.	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura para preservar la esterilidad en el momento de su uso.	21

27

Lotes	Descripción GC / Licitador	GC/ Ref.Fab.-Denom. Comercial	Req, Cesi ón Equ ipo	Ptos. Facili dad Utiliz	Facilidad de Utilizacion	Ptos Seguridad	Seguridad	Ptos Etiqu et. Y Env.	Etiquetado y envasado	Total Puntos
28	EQ. CATETER CENTRAL TECNICA SELDINGER 2 LUZ/ LARGA DURACION Y ALTO FLUJO-Longitud:[40-80];Diámetro interno 1 luz:[20-20];Diámetro interno 2 luz:[20-20];Diámetro interno 3 luz:[0-0];Diámetro interno 4 luz:[0-0];Diámetro interno 5 luz:[0-0];Período de permanencia:3 a 6 meses;Diámetro externo del catéter:[5-5];	E65861	NO							
28	Sin ofertas de licitadores admitidos presentadas									

Lotes	Descripción GC / Licitador	GC/ Ref.Fab.-Denom. Comercial	Req. Cesión Equipo	Ptos. Facilidad Utiliz	Facilidad de Utilizacion	Ptos Seguridad	Seguridad	Ptos Etiquet. Y Env.	Etiquetado y envasado	Total Puntos
29	EQ. CATETER CENTRAL TECNICA SELDINGER 2 LUZ/ LARGA DURACION Y ALTO FLUJO-Longitud:[40-80];Diámetro interno 1 luz:[18-18];Diámetro interno 2 luz:[18-18];Diámetro interno 3 luz:[0-0];Diámetro interno 4 luz:[0-0];Diámetro interno 5 luz:[0-0];Período de permanencia:6 a 12 meses;Diámetro externo del catéter:[5-5];	E73808	NO							
29	TELEFLEX MEDICAL S.A.U.	EU-25052-HP PICC 2 VIAS 5FR 50CM SET BASICO		8	ADECUADO: La referencia presentada facilita la práctica clínica en cuanto a los procedimientos estandarizados.	8	ADECUADO: buen deslizamiento del catéter que facilita la seguridad en la técnica.	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura para preservar la esterilidad en el momento de su uso.	21
29										

Lotes	Descripción GC / Licitador	GC/ Ref.Fab.-Denom. Comercial	Req, Cesi ón Equipo	Ptos. Facilidad Utiliz	Facilidad de Utilizacion	Ptos Seguridad	Seguridad	Ptos Etiqueta Y Env.	Etiquetado y envasado	Total Puntos
30	EQ. CATETER CENTRAL TECNICA SELDINGER 2 LUZ/ LARGA DURACION Y ALTO FLUJO-Longitud:[40-80];Diámetro interno 1 luz:[17-18];Diámetro interno 2 luz:[17-18];Diámetro interno 3 luz:[0-0];Diámetro interno 4 luz:[0-0];Diámetro interno 5 luz:[0-0];Período de permanencia:> 12 meses;Diámetro externo del catéter:[5-5];	E89917	NO							
30	CARDIVA 2, S.L.	45-672		8	ADECUADO: La referencia presentada facilita la práctica clínica en cuanto a los procedimientos estandarizados.	8	ADECUADO: buen deslizamiento del catéter que facilita la seguridad en la técnica.	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura para preservar la esterilidad en el momento de su uso.	21
30										

Lotes	Descripción GC / Licitador	GC/ Ref.Fab.-Denom. Comercial	Req, Cesi ón Equipo	Ptos. Facilidad Utiliz	Facilidad de Utilizacion	Ptos Seguridad	Seguridad	Ptos Etiquet. Y Env.	Etiquetado y envasado	Total Puntos
31	EQ. CATETER CENTRAL TECNICA SELDINGER 3 LUCES CON ANTISÉPTICO-Longitud:[10-40];Diámetro interno 1 luz:[18-18];Diámetro interno 2 luz:[18-18];Diámetro interno 3 luz:[16-16];Diámetro interno 4 luz:[0-0];Diámetro interno 5 luz:[0-0];Período de	D44247	NO							
31	TELEFLEX MEDICAL S.A.U.	CS-25703-E SET C.V.C.7F/20 CM. 3V J.RAUL. AGB		8	ADECUADO: La referencia presentada facilita la práctica clínica en cuanto a los procedimientos estandarizados.	8	ADECUADO: buen deslizamiento del catéter que facilita la seguridad en la técnica.	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura para preservar la esterilidad en el momento de su uso.	21
31										

Lotes	Descripción GC / Licitador	GC/ Ref.Fab.-Denom. Comercial	Req, Cesi ón Equ ipo	Ptos. Facili dad Utiliz	Facilidad de Utilizacion	Ptos Seguridad	Seguridad	Ptos Etiqu et. Y Env.	Etiquetado y envasado	Total Puntos
32	EQ. CATETER ARTERIAL TECNICA SELDINGER- Longitud:[0-10);DIAMETRO EXT:[3-3];	F24661	NO							
32	INTERSURGICAL	HP2022 BIOMETRIX		15	MUY ADECUADO: La referencia presentada permite la visualización del reflujo sanguíneo y facilita la práctica clínica en cuanto a los procedimientos estandarizados	8	ADECUADO: buen deslizamiento del catéter que facilita la seguridad en la técnica.	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura para preservar la esterilidad en el momento de su uso.	28
32	MERIT MEDICAL	681646 Catheters.Careflow™.3F.6 0 mm.0.5 mm x 250 mm		0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura para preservar la esterilidad en el momento de su uso.	5

Lotes	Descripción GC / Licitador	GC/ Ref.Fab.-Denom. Comercial	Req, Cesi ón Equipo	Ptos. Facilidad Utiliz	Facilidad de Utilizacion	Ptos Seguridad	Seguridad	Ptos Etiquet. Y Env.	Etiquetado y envasado	Total Puntos
32	TELEFLEX MEDICAL S.A.U.	SAC-00820-PBX Conjunto cat. arterial 20 GA X 8CM		15	MUY ADECUADO: La referencia presentada permite la visualización del reflujo sanguíneo y facilita la práctica clínica en cuanto a los procedimientos estandarizado	8	ADECUADO: buen deslizamiento del catéter que facilita la seguridad en la técnica.	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura para preservar la esterilidad en el momento de su uso.	28
32	VYGON SAU	115090 EQ.CATETER ARTERIAL TECNICA SELDINGER-Longitud: [0-10];Diametro ext:[3-3]		15	MUY ADECUADO: La referencia presentada permite la visualización del reflujo sanguíneo y facilita la práctica clínica en cuanto a los procedimientos estandarizado	8	ADECUADO: buen deslizamiento del catéter que facilita la seguridad en la técnica.	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura para preservar la esterilidad en el momento de su uso.	28
32										

Lotes	Descripción GC / Licitador	GC/ Ref.Fab.-Denom. Comercial	Req. Cesión Equipo	Ptos. Facilidad Utiliz	Facilidad de Utilizacion	Ptos Seguridad	Seguridad	Ptos Etiquet. Y Env.	Etiquetado y envasado	Total Puntos
33	EQ. CATETER ARTERIAL TECNICA SELDINGER-Longitud:[0-10);DIAMETRO EXT:[4-4];	F24833	NO							
33	INTERSURGICAL	HP1822 BIOMETRIX		15	MUY ADECUADO: La referencia presentada permite la visualización del reflujo sanguíneo y facilita la práctica clínica en cuanto a los procedimientos estandarizado	8	ADECUADO: buen deslizamiento del catéter que facilita la seguridad en la técnica.	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura para preservar la esterilidad en el momento de su uso.	28
33	TELEFLEX MEDICAL S.A.U.	SAC-00818-PBX Conjunto cat. arterial 18 GA X 8CM		15	MUY ADECUADO: La referencia presentada permite la visualización del reflujo sanguíneo y facilita la práctica clínica en cuanto a los procedimientos estandarizado	8	ADECUADO: buen deslizamiento del catéter que facilita la seguridad en la técnica.	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura para preservar la esterilidad en el momento de su uso.	28

Lotes	Descripción GC / Licitador	GC/ Ref.Fab.-Denom. Comercial	Req. Cesión Equipo	Ptos. Facilidad Utiliz	Facilidad de Utilizacion	Ptos Seguridad	Seguridad	Ptos Etiquet. Y Env.	Etiquetado y envasado	Total Puntos
33	VYGON SAU	115118 EQ.CATETER ARTERIAL TECNICA SELDINGER-Longitud:[0-10];Diametro ext:[4-4]		15	MUY ADECUADO: La referencia presentada permite la visualización del reflujo sanguíneo y facilita la práctica clínica en cuanto a los procedimientos estandarizado	8	ADECUADO: buen deslizamiento del catéter que facilita la seguridad en la técnica.	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura para preservar la esterilidad en el momento de su uso.	28

33

Lotes	Descripción GC / Licitador	GC/ Ref.Fab.-Denom. Comercial	Req, Cesi ón Equ ipo	Ptos. Facili dad Utiliz	Facilidad de Utilizacion	Ptos Seguridad	Seguridad	Ptos Etiqu et. Y Env.	Etiquetado y envasado	Total Puntos
34	CATETER ARTERIA PULMONAR + PRESION AD + GASTO CARDIACO CONTINUO Y OXIMETRIA/ adultos-LONGITUD:[100-150];DIAMETRO :[7.5-7.5];	B57740	NO							
34	Edwards Lifesciences, S.L.	774F75 EDWARDS CATETER SWAN-GANZ		8	ADECUADO: La referencia presentada facilita la práctica clínica en cuanto a los procedimientos estandarizados	8	ADECUADO: El conjunto de elementos incluidos en el kit incrementan la seguridad en la técnica.	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura para preservar la esterilidad en el momento de su uso.	21
34										

Lotes	Descripción GC / Licitador	GC/ Ref.Fab.-Denom. Comercial	Req. Cesión Equipo	Ptos. Facilidad Utiliz	Facilidad de Utilizacion	Ptos Seguridad	Seguridad	Ptos Etiquet. Y Env.	Etiquetado y envasado	Total Puntos
35	EQ. CATETER BALON DE CONTRAPULSACION-DIAMETRO :[8-8];CAPACIDAD DEL BALON:[40-45];	D46864	NO							
35	TELEFLEX MEDICAL S.A.U.	IAB-05840-U		8	ADECUADO: La referencia presentada facilita la práctica clínica en cuanto a los procedimientos estandarizados	8	ADECUADO: El conjunto de elementos incluidos en el kit incrementan la seguridad en la técnica.	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura para preservar la esterilidad en el momento de su uso.	21

35

Lotes	Descripción GC / Licitador	GC/ Ref.Fab.-Denom. Comercial	Req. Cesión Equipo	Ptos. Facilidad Utiliz	Facilidad de Utilizacion	Ptos Seguridad	Seguridad	Ptos Etiquet. Y Env.	Etiquetado y envasado	Total Puntos
36	EQ. CATETER BALON DE CONTRAPULSACION-DIAMETRO :[7-7];CAPACIDAD DEL BALON: [30-35);	D64390	NO							
36	TELEFLEX MEDICAL S.A.U.	IAB-S730C CATÉTER REDIGUARD 7.5F C/BALÓN DE 30CC		8	ADECUADO: La referencia presentada facilita la práctica clínica en cuanto a los procedimientos estandarizados	8	ADECUADO: El conjunto de elementos incluidos en el kit incrementan la seguridad en la técnica.	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura para preservar la esterilidad en el momento de su uso.	21
36										

Lotes	Descripción GC / Licitador	GC/ Ref.Fab.-Denom. Comercial	Req. Cesión Equipo	Ptos. Facilidad Utiliz	Facilidad de Utilizacion	Ptos Seguridad	Seguridad	Ptos Etiquet. Y Env.	Etiquetado y envasado	Total Puntos
37	EQ. CATETER BALON DE CONTRAPULSACION-DIAMETRO :[7-7];CAPACIDAD DEL BALON:[30-35];	E00129	NO							
37	Sin ofertas de licitadores admitidos presentadas									

Lotes	Descripción GC / Licitador	GC/ Ref.Fab.-Denom. Comercial	Req, Cesi ón Equipo	Ptos. Facilidad Utiliz	Facilidad de Utilizacion	Ptos Seguridad	Seguridad	Ptos Etiquet. Y Env.	Etiquetado y envasado	Total Puntos
38	CATETER ESTIMULACION BIPOLAR TEMPORAL/con balón-LONGITUD:[100-125];Diámetro:[5-5];	B42065	NO							
38	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	401761 PACEL		0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura para preservar la esterilidad en el momento de su uso.	5
38	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	401762 PACEL								NO PRESENTA MUESTRAS

Lotes	Descripción GC / Licitador	GC/ Ref.Fab.-Denom. Comercial	Req, Cesi ón Equ ipo	Ptos. Facili dad Utiliz	Facilidad de Utilizacion	Ptos Seguridad	Seguridad	Ptos Etiqu et. Y Env.	Etiquetado y envasado	Total Puntos
38	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	401763 PACEL								NO PRESENTA MUESTRAS
38	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	401764 PACEL								NO PRESENTA MUESTRAS
38	BECTON DICKINSON, S.A.U.	006173P WOVEN BIP BALLON 1CM 5F 110CM		8	ADECUADO: La referencia presentada facilita la práctica clínica en cuanto a los procedimientos estandarizados	8	ADECUADO: buen deslizamiento del catéter que facilita la seguridad en la técnica.	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura para preservar la esterilidad en el momento de su uso.	21

Lotes	Descripción GC / Licitador	GC/ Ref.Fab.-Denom. Comercial	Req, Cesi ón Equipo	Ptos. Facilidad Utiliz	Facilidad de Utilizacion	Ptos Seguridad	Seguridad	Ptos Etiquet. Y Env.	Etiquetado y envasado	Total Puntos
38	BIOGEN DIAGNÓSTICA, S.L.	BP2502-10 BIPOLAR Pacing Catheter		8	ADECUADO: La referencia presentada facilita la práctica clínica en cuanto a los procedimientos estandarizados	8	ADECUADO: buen deslizamiento del catéter que facilita la seguridad en la técnica.	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura para preservar la esterilidad en el momento de su uso.	21
38	BIOTRONIK SPAIN S.A.	445696 5F Bipolar pacing Catheter with Balloon BP2502-10		0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura para preservar la esterilidad en el momento de su uso.	5
38	Edwards Lifesciences, S.L.	D97120F5 EDWARDS CATETER ESTIMULACION BIPOLAR SWAN-GANZ			NO CUMPLE: MEDIDA 90 cm					

Lotes	Descripción GC / Licitador	GC/ Ref.Fab.-Denom. Comercial	Req. Cesión Equipo	Ptos. Facilidad Utiliz	Facilidad de Utilizacion	Ptos Seguridad	Seguridad	Ptos Etiquet. Y Env.	Etiquetado y envasado	Total Puntos
38	Kluter Medical S.L.	ESB2 Hagmed		0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura para preservar la esterilidad en el momento de su uso.	5
38	VYGON SAU	114405 CATETER ESTIMULACION BIPOLAR TEMPORAL/con balón-LONGITUD:[100-125];Diametro:[5-5]		0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura para preservar la esterilidad en el momento de su uso.	5
38	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A. Referencias: 401762 PACEL, 401763 PACEL, 401764 PACEL NO PRESENTA MUESTRAS									

Lotes	Descripción GC / Licitador	GC/ Ref.Fab.-Denom. Comercial	Req, Cesión Equipo	Ptos. Facilidad Utiliz	Facilidad de Utilizacion	Ptos Seguridad	Seguridad	Ptos Etiquet. Y Env.	Etiquetado y envasado	Total Puntos
-------	----------------------------	-------------------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	----------------	-----------	----------------------	-----------------------	--------------



A efectos de eventuales aclaraciones posteriores a este informe que pudiese solicitar el Órgano de Contratación, los miembros de esta Comisión Técnica delegan la realización de las mismas en D^a Maria del Carmen Santos Millán.

Y no habiendo más documentación a valorar ni asuntos que informar, se extiende el presente Informe que firman los componentes de la Comisión Técnica indicados anteriormente en la fecha de la firma.

Belén Muñoz Bañón

Jefe de bloque de RR.MM.- Hospital Punta Europa de Algeciras- AGSCG-O

Manuela Soriano Blanco

Coordinadora referente de RR.MM. Hospital de La Línea - AGSCG-E

M^a Carmen Santos Millán

Enfermera Coordinadora Provincial RR.MM.

Central de Compras Prov. Cádiz.

Maria Paz Rodríguez Sánchez

Supervisora RR. MM.- Complejo Hospitalario HPMAR-HSCARLOS

