RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ABIERTO POR ACUERDO MARCO ACUERDO CON UNA ÚNICA EMPRESA PARA EL SUMINISTRO, DE TRACTO SUCESIVO Y PRECIOS UNITARIOS DE MATERIAL GENÉRICO DE PUNCIÓN AGUJAS, CÁNULAS Y CATÉTERES (SUBGRUPO 01.03 DEL CATÁLOGO S.A.S.), CON DISPONIBILIDAD DE USO DEL EQUIPAMIENTO NECESARIO, CON DESTINO A LOS CENTROS QUE INTEGRAN LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE CÓRDOBA. (PAAM 50/22)

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por Resolución de esta Dirección Gerencia de fecha 20 de julio de 2022, se acordó la iniciación del expediente núm. PAAM 50/22, para la contratación del ACUERDO MARCO CON UNA ÚNICA EMPRESA PARA EL SUMINISTRO, DE TRACTO SUCESIVO Y PRECIOS UNITARIOS DE MATERIAL GENÉRICO DE PUNCIÓN AGUJAS, CÁNULAS Y CATÉTERES (SUBGRUPO 01.03 DEL CATÁLOGO S.A.S.), CON DISPONIBILIDAD DE USO DEL EQUIPAMIENTO NECESARIO, CON DESTINO A LOS CENTROS QUE INTEGRAN LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE CÓRDOBA, (PAAM 50/22), mediante procedimiento abierto y acuerdo marco, tramitado por contratación electrónica, de acuerdo con lo establecido en los artículos 131 y 156 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrero de 2014 (LCSP).

SEGUNDO.- Por Resolución de fecha 2 de agosto de 2022, ha sido aprobado el Expediente y sus Pliegos y se ha declarado la apertura del procedimiento de adjudicación.

TERCERO.- Dicha licitación ha sido objeto de publicación con fecha de 9 de agosto de 2022 en el Perfil del Contratante de la Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía, y en el DOUE DO/S S152 con fecha de vencimiento para la presentación de ofertas el día 13 de septiembre de 2022 a las 15:00 horas. Dicho plazo ha sido ampliado mediante resolución de esta Dirección Gerencia de fecha 23 de agosto de 2023 hasta el día 20 de septiembre de 2023 a las 15:00 horas.

CUARTO.- La relación de licitadores que han presentado oferta dentro del plazo establecido en el anuncio de licitación (20/09/2022 a las 15:00) es la siguiente:

1. ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.
2. AMEVISA, S.A.
3. B BRAUN MEDICAL, S.A.
4. BECTON DICKINSON, S.A.
5. COOK ESPAÑA, S.L.

Avda. Menéndez Pidal, s/n
14004 - Córdoba
T: 957010000
pls.contratacion.hrs.sspa@juntadeandalucia.es

Código:	6hWMS622PFIRMA3P7lGWq/Bj6J9E0Y	Fecha	17/05/2023
Firmado Por	MARIA DEL VALLE GARCIA SANCHEZ		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	1/39

6. DISTRIBUCIONES LEVANTINAS SANITARIAS, SOCIEDAD LIMITADA
7. EDWARDS LIFESCIENCES, S.L.
8. EMSOR, S.L.
9. GARRIC MEDICA, S.L.
10. GETINGE GROUP SPAIN, S.L.
11. GREINER BIO-ONE ESPAÑA, S.A.
12. GRIFOLS MOVACO, S.A.
13. HARMONIUM HEALTHCARE, S.L.
14. IBERIAN CARE 2016, S.L.
15. IMEOS
16. KLUTER MEDICAL, S.L.
17. LAMBRA, S.L.
18. LELEMAN, S.L.
19. MBA INCORPORADO, S.L.
20. MEDICINA ANALITICA CONSUMIBLES MAC SOCIEDAD ANONIMA
21. MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.
22. MENARINI DIAGNOSTICOS, S.A,
23. MERIT MEDICAL SPAIN, S.L.
24. MERMAID MEDICAL IBERIA, S.L.
25. PALEX MEDICAL, SA
26. SMITHS MEDICAL ESPAÑA, S.L.
27. TEXTIL PLANAS OLIVERAS, S.A.
28. VICENTA GRAU SORIANO
29. VYGON SAU

QUINTO.- La Mesa de Contratación, de conformidad con el art. 157 de la LCSP, remite el expediente del Procedimiento abierto por Acuerdo Marco citado en el asunto, con las propuestas emitidas en sus sesiones celebradas:

- **En sesión del día 23 de septiembre de 2022**, se procede, en primer lugar, al recuento de las proposiciones presentadas, referidas al presente expediente, constatándose que han presentado oferta dentro del plazo establecido en el anuncio de licitación (20 de septiembre de 2022, a las 15,00 horas), las empresas relacionadas a continuación:

Avda. Menéndez Pidal, s/n
14004 - Córdoba
T: 957010000
pls.contratacion.hrs.sspa@juntadeandalucia.es

Código:	6hWMS622PFIRMA3P7lGWq/Bj6J9E0Y	Fecha	17/05/2023
Firmado Por	MARIA DEL VALLE GARCIA SANCHEZ		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	2/39

1. ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.
2. AMEVISA, S.A.
3. B BRAUN MEDICAL, S.A.
4. BECTON DICKINSON, S.A.
5. COOK ESPAÑA, S.L.
6. DISTRIBUCIONES LEVANTINAS SANITARIAS, SOCIEDAD LIMITADA
7. EDWARDS LIFESCIENCES, S.L.
8. EMSOR, S.L.
9. GARRIC MEDICA, S.L.
10. GETINGE GROUP SPAIN, S.L.
11. GREINER BIO-ONE ESPAÑA, S.A.
12. GRIFOLS MOVACO, S.A.
13. HARMONIUM HEALTHCARE, S.L.
14. IBERIAN CARE 2016, S.L.
15. IMEOS
16. KLUTER MEDICAL, S.L.
17. LAMBRA, S.L.
18. LELEMAN, S.L.
19. MBA INCORPORADO, S.L.
20. MEDICINA ANALITICA CONSUMIBLES MAC SOCIEDAD ANONIMA
21. MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.
22. MENARINI DIAGNOSTICOS, S.A,
23. MERIT MEDICAL SPAIN, S.L.
24. MERMAID MEDICAL IBERIA, S.L.
25. PALEX MEDICAL, SA
26. SMITHS MEDICAL ESPAÑA, S.L.
27. TEXTIL PLANAS OLIVERAS, S.A.
28. VICENTA GRAU SORIANO
29. VYGON SAU

A continuación, la Secretaria procede a la apertura de los sobres núm. 1, que contienen la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos y, acto seguido, la Mesa de Contratación califica la documentación administrativa aportada por dichos licitadores.

Avda. Menéndez Pidal, s/n
14004 - Córdoba
T: 957010000
pls.contratacion.hrs.sspa@juntadeandalucia.es

Código:	6hWMS622PFIRMA3P7lGWq/Bj6J9E0Y	Fecha	17/05/2023
Firmado Por	MARIA DEL VALLE GARCIA SANCHEZ		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	3/39

Una vez calificada la documentación, la Mesa de Contratación acuerda, por unanimidad, dar por admitidas a las empresas relacionadas a continuación, al haber aportado la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos establecida en la cláusula 6.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares:

1. **BECTON DICKINSON, S.A.**
2. **EDWARDS LIFESCIENCES, S.L.**
3. **GREINER BIO-ONE ESPAÑA, S.A.**
4. **GRIFOLS MOVACO, S.A.**
5. **KLUTER MEDICAL, S.L.**
6. **LELEMAN, S.L.**
7. **MENARINI DIAGNOSTICOS, S.A,**
8. **MERIT MEDICAL SPAIN, S.L.**
9. **TEXTIL PLANAS OLIVERAS, S.A.**
10. **VYGON SAU**

Así mismo, la Mesa de Contratación acuerda por unanimidad, solicitar subsanación de la documentación presentada a las siguientes empresas:

1. **ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.**
2. **AMEVISA, S.A.**
3. **B BRAUN MEDICAL, S.A.**
4. **COOK ESPAÑA,S.L.**
5. **DISTRIBUCIONES LEVANTINAS SANITARIAS, SOCIEDAD LIMITADA**
6. **EMSOR, S.L.**
7. **GARRIC MEDICA, S.L.**
8. **GETINGE GROUP SPAIN, S.L.**
9. **HARMONIUM HEALTHCARE, S.L.**
10. **IBERIAN CARE 2016, S.L.**
11. **IMEOS**
12. **LAMBRA, S.L.**
13. **MBA INCORPORADO, S.L.**
14. **MEDICINA ANALITICA CONSUMIBLES MAC SOCIEDAD ANONIMA S.L**
15. **MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA,**
16. **MERMAID MEDICAL IBERIA, S.L.**
17. **PALEX MEDICAL, SA**

Avda. Menéndez Pidal, s/n
14004 - Córdoba
T: 957010000
pls.contratacion.hrs.sspa@juntadeandalucia.es

Código:	6hWMS622PFIRMA3P7lGWq/Bj6J9E0Y	Fecha	17/05/2023
Firmado Por	MARIA DEL VALLE GARCIA SANCHEZ		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	4/39

18. **SMITHS MEDICAL ESPAÑA, S.L..**
19. **VICENTA GRAU SORIANO (IZASA HOSPITAL, S.L.U.)**

- En la **sesión del día 30 de septiembre de 2022,** la mesa de contratación procede a examinar la documentación aportada por las empresas licitadoras anteriormente referidas, al objeto de verificar si han subsanado dicha documentación conforme a lo establecido en el PCAP. Una vez calificada dicha documentación, la Mesa de Contratación acuerda, por unanimidad, excluir a las siguientes empresas licitadoras por no haber aportado muestras, siendo éste un requisito necesario en la presente licitación:

1. ABBOTT MEDICAL ESPAÑA S.A.
2. COOK ESPAÑA, S.L.
3. GETINGE GROUP SPAIN S.L.

Asimismo, la Mesa de Contratación acuerda admitir al resto de las empresas licitadoras al haber subsanado correctamente.

A continuación, se procede a la apertura de los sobres que contienen la documentación técnica para su valoración conforme a criterios de adjudicación dependientes de un juicio de valor (sobres n.º 2), acordando la Mesa solicitar informe técnico de valoración de los criterios de adjudicación no automáticos y remitir la documentación correspondiente.

- En la **sesión del día 4 de enero de 2023,** quedan admitidas al superar el umbral mínimo de criterios de adjudicación dependientes de juicio de valor, las ofertas presentadas en los lotes a que se hace referencia en el anexo al acta de dicha mesa, de las empresas relacionadas a continuación, y por tanto, pueden continuar en el proceso de valoración de los criterios de adjudicación automáticos:

1. AMEVISA, S.A.
2. B BRAUN MEDICAL, S.A.
3. BECTON DICKINSON, S.A.
4. EDWARDS LIFESCIENCES, S.L.
5. EMSOR, S.L.
6. GARRIC MEDICA, S.L.
7. GREINER BIO-ONE ESPAÑA, S.A.
8. HARMONIUM HEALTHCARE, S.L.
9. IBERIAN CARE 2016, S.L.
10. IMEOS S.L.
11. KLUTER MEDICAL, S.L.
12. LAMBRA, S.L.

Avda. Menéndez Pidal, s/n
14004 - Córdoba
T: 957010000
pls.contratacion.hrs.sspa@juntadeandalucia.es

Código:	6hWMS622PFIRMA3P7lGWq/Bj6J9E0Y	Fecha	17/05/2023
Firmado Por	MARIA DEL VALLE GARCIA SANCHEZ		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	5/39

13. LELEMAN, S.L.
14. MBA INCORPORADO, S.L.
15. MENARINI DIAGNOSTICOS, S.A,
16. MERMAID MEDICAL IBERIA, S.L.
17. PALEX MEDICAL, S.A.
18. SMITHS MEDICAL ESPAÑA, S.L.
19. TEXTIL PLANAS OLIVERAS, S.A.
20. VYGON SAU

A continuación, la Secretaria procede a la apertura del sobre n.º 3, donde figuran las ofertas económicas y la documentación evaluable mediante criterios de adjudicación automáticos, presentadas por las empresas admitidas y procede a la calificación de la documentación presentada, acordando admitir a las siguientes empresas al haber presentado la documentación correctamente:

1. B BRAUN MEDICAL, S.A.
2. BECTON DICKINSON, S.A.
3. EDWARDS LIFESCIENCES, S.L.
4. GARRIC MEDICA, S.L.
5. HARMONIUM HEALTHCARE, S.L.
6. IBERIAN CARE 2016, S.L.
7. KLUTER MEDICAL, S.L.
8. LELEMAN, S.L.
9. MENARINI DIAGNOSTICOS, S.A,
10. PALEX MEDICAL, S.A.
11. SMITHS MEDICAL ESPAÑA, S.L.

Asimismo, la Mesa de Contratación acuerda por unanimidad, solicitar subsanación de la documentación presentada a las siguientes empresas:

1. AMEVISA, S.A.
2. EMSOR, S.L.
3. GREINER BIO-ONE ESPAÑA, S.A.
4. IMEOS S.L.
5. LAMBRA, S.L.
6. MBA INCORPORADO, S.L.
7. MERMAID MEDICAL IBERIA, S.L.
8. TEXTIL PLANAS OLIVERAS, S.A.
9. VYGON SAU

Avda. Menéndez Pidal, s/n
14004 - Córdoba
T: 957010000
pls.contratacion.hrs.sspa@juntadeandalucia.es

Código:	6hWMS622PFIRMA3P7lGWq/Bj6J9E0Y	Fecha	17/05/2023
Firmado Por	MARIA DEL VALLE GARCIA SANCHEZ		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	6/39

- En la sesión del **día 13 de enero de 2023,** se realiza la calificación de los documentos presentados por las empresas requeridas para la subsanación y, se acuerda, por unanimidad, admitirlas al trámite al haberlos aportado correctamente.

Seguidamente, por parte de los miembros de la Mesa, se detecta que las proposiciones presentadas para los lotes que se indican a continuación, por las empresas que se relacionan, podrían encontrarse incursas en presunción de anormalidad según lo previsto en el apartado 14.3 del Cuadro Resumen del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares por el que se rige dicha contratación:

1. **TEXTIL PLANAS OLIVERAS, S.A.: Lote 3.**
2. **LAMBRA, S.L.: Lote 9.**
3. **KLUTER MEDICAL S.L.: Lote 26.**
4. **GARRIC MEDICA, S.L.: Lote 39.**
5. **IBERIAN CARE 2016 S.L.: Lotes 40 y 41.**

Por ello, la mesa de contratación, de acuerdo a lo establecido en el artículo 149.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, acuerda requerir a los licitadores para que justifiquen y desglosen razonada y detalladamente el bajo nivel de los precios, o de costes, o cualquier otro parámetro en base al cual se haya definido la anormalidad de la oferta, mediante la presentación de aquella información y documentos que resulten pertinentes a estos efectos.

A continuación se acuerda remitir la documentación correspondiente al criterio medioambiental contenida en el sobre n º 3, a la Unidad de Gestión Ambiental para su valoración.

-En la sesión del **día 3 de febrero de 2023,** y una vez constatado que dichas empresas aportan la justificación en plazo, la Subdirección de Gestión Económica del H.U.R.S. emitió los preceptivos informes, con fecha de 03 de febrero de 2022, para evaluar la justificación presentada sobre la presunta temeridad en los valores anormales detectados en dichas empresas, ESTIMANDO que las ofertas presentadas por **TEXTIL PLANAS OLIVERAS, S.A.**: Lote 3, **KLUTER MEDICAL S.L**.: Lote 26, **GARRIC MEDICA, S.L.:** Lote 39. e **IBERIAN CARE 2016 S.L.**: Lotes 40 y 41 pueden ser cumplidas en todos sus términos y no hay motivos para ser declaradas anormalmente bajas.

Avda. Menéndez Pidal, s/n
14004 - Córdoba
T: 957010000
pls.contratacion.hrs.sspa@juntadeandalucia.es

Código:	6hWMS622PFIRMA3P7lGWq/Bj6J9E0Y	Fecha	17/05/2023
Firmado Por	MARIA DEL VALLE GARCIA SANCHEZ		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	7/39

Por todo lo anteriormente expuesto, la Mesa de Contratación acuerda, por unanimidad, dar por justificada las ofertas presentadas por:

1. **TEXTIL PLANAS OLIVERAS, S.A.: Lote 3.**
2. **KLUTER MEDICAL S.L.: Lote 26.**
3. **GARRIC MEDICA, S.L.: Lote 39.**
4. **IBERIAN CARE 2016 S.L.: Lotes 40 y 41.**

Igualmente, la empresa **LAMBRA, S.L.: Lote 9,** no justifica la baja temeraria, entendiendo que no incurre en la misma, al haber cometido un error en su oferta económica y presenta al requerimiento de justificación presentando un nuevo Anexo VII de Oferta económica, que no puede ser admitida, quedando por tanto dicho licitador excluido del proceso de licitación.

A continuación, la Mesa de Contratación procede a determinar la mejor oferta en base a la mejor relación calidad-precio, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la cláusula 7.4 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el apartado 14 del Cuadro Resumen del citado Pliego.

Finalizado el estudio de la ponderación de los criterios de adjudicación, tanto dependientes de un juicio de valor como de evaluación automática, de las empresas admitidas, queda determinada la propuesta de adjudicación a favor de las empresas que han obtenido la mejor puntuación en base a la mejor relación calidad-precio.

- En la **sesión de 31 de marzo de 2023,** se valora el escrito presentado en el Registro Electrónico de la Junta de Andalucía, con fecha 29 de marzo de 2023, por la empresa licitadora **BECTON DICKINSON, S.A.**, en el que solicita que se tenga por retirada su oferta presentada en los lotes 6 y 12, y cuyo tenor literal es el siguiente:

"...II. Que viendo que las referencias presentadas por BD en los lotes 6 y 12, no cumplen con lo descrito en las prescripciones técnicas, entendemos que nuestra oferta para esos lotes no es procedente.
Por lo anteriormente expuesto, SOLICITA, que teniendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo y en base a lo solicitado se tenga por retirada nuestra oferta presentada en los lotes 6 y 12…."

Tras la valoración del escrito presentado**, l**os componentes de la Mesa acuerdan admitir la renuncia de la oferta presentada por **BECTON DICKINSON, S.A.** a los lotes 6 y 12. Pasa a proponerse como adjudicatarios del lote 6 a **IMEOS** y del lote 12 a **EMSOR S.L.** al ser los siguientes licitadores con más puntuación.

Avda. Menéndez Pidal, s/n
14004 - Córdoba
T: 957010000
pls.contratacion.hrs.sspa@juntadeandalucia.es

Código:	6hWMS622PFIRMA3P7lGWq/Bj6J9E0Y	Fecha	17/05/2023
Firmado Por	MARIA DEL VALLE GARCIA SANCHEZ		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	8/39

SEXTO.- Con fecha 14 de abril de 2023, esta Dirección Gerencia acordó requerir a las empresas licitadoras que han presentado la mejor oferta relación calidad-precio ateniéndose a los criterios de adjudicación, para que dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presenten la documentación para contratar, conforme al art. 150.2 de la LCSP.

SÉPTIMO.- Dichas empresas propuestas, han presentado garantía definitiva, así como demás documentación necesaria, siendo considerada válida y conforme a derecho por la Mesa de Contratación en las sesiones de los días 5 y 12 de mayo de 2023.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- La licitación se ha llevado a cabo de conformidad con la tramitación prevista en los artículos 150.2, 150.3 y 151 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

SEGUNDO.- La competencia para resolver que ostenta esta Dirección Gerencia, viene determinada por Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, de fecha 20 de enero de 2022 (BOJA núm. 22 de 2-02-22).

En base a los hechos y fundamentos jurídicos que anteceden, esta Dirección Gerencia, en uso de las atribuciones que tiene conferidas como órgano de contratación,

RESUELVE

PRIMERO.- Adjudicar el Expediente PAAM 50/22, para la contratación del ACUERDO MARCO CON UNA ÚNICA EMPRESA PARA EL SUMINISTRO, DE TRACTO SUCESIVO Y PRECIOS UNITARIOS DE MATERIAL GENÉRICO DE PUNCIÓN AGUJAS, CÁNULAS Y CATÉTERES (SUBGRUPO 01.03 DEL CATÁLOGO S.A.S.), CON DISPONIBILIDAD DE USO DEL EQUIPAMIENTO NECESARIO, CON DESTINO A LOS CENTROS QUE INTEGRAN LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE CÓRDOBA. (PAAM 50/22) , de acuerdo a la propuesta formulada por la Mesa de Contratación a:

Avda. Menéndez Pidal, s/n
14004 - Córdoba
T: 957010000
pls.contratacion.hrs.sspa@juntadeandalucia.es

Código:	6hWMS622PFIRMA3P7lGWq/Bj6J9E0Y	Fecha	17/05/2023
Firmado Por	MARIA DEL VALLE GARCIA SANCHEZ		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	9/39

EMPRESA	Importe adjud. S/IVA	IVA	Importe adjud. C/IVA
LELEMAN, S.L.	89.198,07 €	18.731,59 €	107.929,66 €
IBERIAN CARE 2016 SL	76.324,50 €	16.028,15 €	92.352,65 €
BECTON DICKINSON S.A.	137.626,02 €	28.901,46 €	166.527,48 €
VYGON S.A.U.	54.262,95 €	11.395,22 €	65.658,17 €
PALEX MEDICAL, S.A.	257.439,00 €	54.062,19 €	311.501,19 €
EDWARDS LIFESCIENCES S.L	61.740,00 €	12.965,40 €	74.705,40 €
EMSOR S.L	95.655,00 €	20.087,55 €	115.742,55 €
MERMAID MEDICAL IBERIA S.L.	39.364,50 €	8.266,55 €	47.631,05 €
TEXTIL PLANAS OLIVERAS, S.A.	12.820,50 €	2.692,31 €	15.512,81 €
MBA INCORPORADO, S.L.	3.906,00 €	820,26 €	4.726,26 €
IMEOS SL	18.373,10 €	3.858,35 €	22.231,45 €
KLUTER MEDICAL S.L.	37.718,72 €	7.920,93 €	45.639,65 €
AMEVISA S.A.	23.157,75 €	4.863,13 €	28.020,88 €
MENARINI DIAGNÓSTICOS, S.A.	46.893,00 €	9.847,53 €	56.740,53 €

SEGUNDO.- Dejar desiertos los lotes 16, 24,25,43,44, 45 y 47 al no haber presentado oferta ningún licitador, y los lotes 23 y 35 al no haber sido admitidas las ofertas presentadas por los licitadores.

SEGUNDO.- Significar expresamente que en el **Anexo adjunto a la presente Resolución** se contiene la información necesaria a la que hace referencia el artículo 151.1 de la LCSP

TERCERO.- Notificar la adjudicación a las empresas licitadoras y publicar la misma en el perfil de contratante. La notificación debe contener la información necesaria a la que se refiere el artículo 151 de la LCSP.

CUARTO.- Formalícese el contrato, indicándose que el plazo en que debe procederse a la formalización de los preceptivos contratos por quienes hayan resultado adjudicatarios, de conformidad con el artículo 153 de la LCSP, es de 5 días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento,

Avda. Menéndez Pidal, s/n
14004 - Córdoba
T: 957010000
pls.contratacion.hrs.sspa@juntadeandalucia.es

Código:	6hWMS622PFIRMA3P7lGWq/Bj6J9E0Y	Fecha	17/05/2023
Firmado Por	MARIA DEL VALLE GARCIA SANCHEZ		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	10/39

transcurrido el plazo de quince días hábiles desde que se remita la notificación de adjudicación a los licitadores y candidatos, al ser el presente contrato susceptible del recurso especial en materia de contratación.

Contra la presente resolución podrá interponerse potestativamente recurso especial en materia de contratación, de conformidad con el artículo 44 del Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en el plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel en que se haya notificado la presente resolución de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional decimoquinta. Asimismo, podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante los órganos judiciales del orden jurisdiccional contencioso administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de notificación de la misma, conforme a lo establecido en el artículo 46 de la Ley 26/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso administrativa.

Córdoba, a fecha de firma digital

LA DIRECTORA GERENTE

Avda. Menéndez Pidal, s/n
14004 - Córdoba
T: 957010000
pls.contratacion.hrs.sspa@juntadeandalucia.es

Código:	6hWMS622PFIRMA3P7lGWq/Bj6J9E0Y	Fecha	17/05/2023
Firmado Por	MARIA DEL VALLE GARCIA SANCHEZ		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	11/39

VALORACIÓN TOTAL CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

CPC CÓRDOBA

OBJETO DEL CONTRATO: MATERIAL GENERICO DE PUNCIÓN AGUJAS, CANULAS Y CATETERES (SUBGRUPO 01.03 DEL CATÁLOGO S.A.S.), CON DISPONIBILIDAD DE USO DEL

Nº de EXPEDIENTE: 836/2022 (PAAM 50/22)

Agrupación	Lote	Clasificación	GC	Denominacion	PRESCRIPCIONES TÉCNICAS	DISPONIBILIDAD DE USO DE EQUIPOS	Cantidad TOTAL 2 AÑOS	%iva	Precio unitario con IVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos	Precio oferta Iva incluido	Importe Agrupacion lote precio licictación	Importe Agrupacion lote oferta	% bajada	Puntos Oferta Económica	Limite baja anormal	Baja anormal	Plazos de entrega	Puntuación Plazo de entrega	Criterio Medioambiental	Puntuacion criterio medioambiental	PUTUACIÓN TOTAL	Adudicatario propuesto
1	1	SU.PC.SANI.01.03.15.400000		EQ. CATÉTER ARTERIAL MEDICIÓN VOLUMÉTRICA	LONGITUD:[100-200];DIÁMETRO :[5-5]	Compatibles con monitores HEMOSPHERE	80	21 %	285,862500	EDWARDS LIFESCIENCES, S.L.		REF: VLV8R5205 CIP: 100078279499	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados y, rendimiento y eficacia. Se ajusta adecuadamente a la necesidad asistencial a la que va destinado	20	285,8625											
1	2	SU.PC.SANI.01.03.16.100011		CATÉTER ARTERIA PULMONAR + PRESIÓN AD + GASTO CARDIACO CONTINUO Y OXIMETRIA/ adultos	LONGITUD:[100-150];DIÁMETRO :[7.5-7.5]	Compatibles con monitores HEMOSPHERE	240	21 %	215,985000	EDWARDS LIFESCIENCES, S.L.		REF: 774F75 CIP: 100100031428	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados y, rendimiento y eficacia. Se ajusta adecuadamente a la necesidad asistencial a la que va destinado	20	215,985											
1				**VALORACIÓN TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 1**										**20**		**74.705,40**	**74.705,40**	**0,00%**	**0,00**	**52293,78**	**NO**	**Ordinario: 48 h Urgente: 24 h**	**15**	**Presenta EN ISO 13485:2016 en sistemas de calidad de dispositivos médicos y ISO 14001:2015 en gestión ambiental. Ninguno de los documentos aportados son certificados válidos para acreditar el cumplimiento del criterio**	**0**	**35,00**	**EDWARDS LIFESCIENCES, S.L.**
	3	SU.PC.SANI.01.03.99.100003	C26288	LANCETA DE PUNCIÓN /ACTIVACIÓN POR CONTACTO C/SISTEMA DE SEGURIDAD-Diámetro:[21-21];BOLIGRAFO DE PUNCION ASOCIADO:no;			75.000	21 %	0,149919	GREINER BIO-ONE ESPAÑA, S.A.U.		REF: 395213 CIP: 100120413002	Oferta buena, la oferta cumple las características solicitadas, en cuanto a facilidad de utilización resulta menos ergonómico porque no dispone de ningún resalte ni zona estriada para facilitar el uso de los profesionales, y no es tan pequeña como la oferta de Iberian o Harmonium. Ademas precisan de mayor espacio para su transporte ya que va destinado a los desplazamiento de recolecta de sangre en unidades moviles con espacio limitado. En cuanto a seguridad de uso y resultados no presenta riesgo ni para pacientes ni profesionales, ademas el residuo es mayor dado su tamaño, por lo que se necesitan más contenedores de residuos punzantes . Y en cuanto a rendimiento y eficacia son óptimos.	20	0,1452			3,15%	12,00		NO	Ordinario: ≤ 72 h Urgente: ≤ 24 h	15	Presenta certificado de inscripción en el Registro de Huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de CO del Ministerio para la 2 Transición Ecológica y el reto Demográfico. Ninguno de los documentos aportados son certificados válidos para acreditar el cumplimiento del uso de plástico biodegradable en la fabricación de los envases ni que el papel/cartón usado para los embalajes sea reciclado.	0	47,00	
	3	SU.PC.SANI.01.03.99.100003	C26288	LANCETA DE PUNCIÓN /ACTIVACIÓN POR CONTACTO C/SISTEMA DE SEGURIDAD-Diámetro:[21-21];BOLIGRAFO DE PUNCION ASOCIADO:no;			75.000	21 %	0,149919	HARMONIUM HEALTHCARE, SL		REF: DD601324080001 CIP: 100155806309	Oferta muy buena, la oferta cumple las características solicitadas, en cuanto a facilidad de utilización resulta ergonomico para profesionales al ser mas pequeña resulta mas cómodo para su transporte ya que va destinado a los desplazamiento de recolecta de sangre en unidades moviles con espacio limitado. En cuanto a seguridad de uso y resultados no presenta riesgo ni para pacientes ni profesionales, ademas al ser mas pequeña el residuo es menor por lo que se necesitan menos contenedores de residuos punzantes por lo que contriye al medio ambiente. Y en cuanto a rendimiento y eficacia son óptimos.	40	0,0813			45,77%	36,29		NO	24 horas	15	No aporta documentación	0	91,29	
	3	SU.PC.SANI.01.03.99.100003	C26288	LANCETA DE PUNCIÓN /ACTIVACIÓN POR CONTACTO C/SISTEMA DE SEGURIDAD-Diámetro:[21-21];BOLIGRAFO DE PUNCION ASOCIADO:no;			75.000	21 %	0,149919	IBERIAN CARE 2016 S.L.		REF: XLII-2118 CIP: 100155906915	Oferta muy buena, la oferta cumple las características solicitadas, en cuanto a facilidad de utilización resulta ergonomico para profesionales al ser mas pequeña resulta mas cómodo para su transporte ya que va destinado a los desplazamiento de recolecta de sangre en unidades moviles con espacio limitado. En cuanto a seguridad de uso y resultados no presenta riesgo ni para pacientes ni profesionales, ademas al ser mas pequeña el residuo es menor por lo que se necesitan menos contenedores de residuos punzantes por lo que contriye al medio ambiente. Y en cuanto a rendimiento y eficacia son óptimos.	40	0,076195			49,18%	36,76		NO	Ordinario: ≤ 72 h Urgente: ≤ 24 h	15	Presenta declaración responsable de la propia empresa y la empresa de embalaje presenta certificado SGS Harta Packaging Industries, FSC Chain- of-Custody, válido para acreditar el criterio. En su alcance refleja especificamente FSC Chain- of-Custody y se encuentra en vigor	5	96,76	IBERIAN CARE 2016 S.L.

Agrupación	Lote	Clasificación	GC	Denominacion	PRESCRIPCIONES TÉCNICAS	DISPONIBILIDAD DE USO DE EQUIPOS	Cantidad TOTAL 2 AÑOS	%iva	Precio unitario con IVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos	Precio oferta Iva incluido	Importe Agrupacion lote precio licitación	Importe Agrupacion lote oferta	%bajada	Puntos Oferta Económica	Limite baja anormal	Baja anormal	Plazos de entrega	Puntuación Plazo de entrega	Criterio Medioambiental	Puntuación criterio medioambiental	PUTUACIÓN TOTAL	Adudicatario propuesto
	3	SU.PC.SANI.01.03.99.100003	C26288	LANCETA DE PUNCIÓN /ACTIVACIÓN POR CONTACTO C/SISTEMA DE SEGURIDAD- Diámetro:[21-21];BOLIGRAFO DE PUNCION ASOCIADO:no;			75.000	21 %	0,149919	KLUTER MEDICAL S.L.		REF: NA-24 CIP: 100155465759	Oferta buena, la oferta cumple las características solicitadas, en cuanto a facilidad de utilización resulta menos ergonómico porque no dispone de ningún resalte ni zona estriada para facilitar el uso de los profesionales, y no es tan pequeña como la oferta de Iberian o Harmonium. Ademas precisan de mayor espacio para su transporte ya que va destinado a los desplazamiento de recolecta de sangre en unidades moviles con espacio limitado. En cuanto a seguridad de uso y resultados no presenta riesgo ni para pacientes ni profesionales, ademas el residuo es mayor dado su tamaño, por lo que se necesitan más contenedores de residuos punzantes . Y en cuanto a rendimiento y eficacia son óptimos.	20	0,1324			11,69%	31,61	0,071399	NO	24 horas	15	No aporta documentación	0	66,61	
	3	SU.PC.SANI.01.03.99.100003	C26288	LANCETA DE PUNCIÓN /ACTIVACIÓN POR CONTACTO C/SISTEMA DE SEGURIDAD- Diámetro:[21-21];BOLIGRAFO DE PUNCION ASOCIADO:no;			75.000	21 %	0,149919	LAMBRA, S.L.		REF: 395213 CIP: 100155416067	Oferta apta, cumple características técnicas solicitadas, pero no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización el mecanismo de disparo es duro y el protector de seguridad cuesta trabajo quitarlo, ademas el tamaño es mayor por lo que es menos ergonómico y en el uso continuado puede generar molestias a los profesionales. Ademas precisan de mayor espacio para su transporte ya que va destinado a los desplazamiento de recolecta de sangre en unidades moviles con espacio limitado. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados a pacientes ni profesionales, y el mayor tamaño genera mayor residuo y una mayor necesidad de contenedores de residuos punzantes a transportar y . Y en cuanto a rendimiento y eficacia son óptimos.	0	Excluido por no superar umbral mínimo											
	3	SU.PC.SANI.01.03.99.100003	C26288	LANCETA DE PUNCIÓN /ACTIVACIÓN POR CONTACTO C/SISTEMA DE SEGURIDAD- Diámetro:[21-21];BOLIGRAFO DE PUNCION ASOCIADO:no;			75.000	21 %	0,149919	MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA S.L.U.		REF: SLN2118 CIP: 100155696186	Oferta apta, cumple características técnicas solicitadas, pero no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización el protector de seguridad cuesta trabajo quitarlo, por lo que es menos ergonómico y en el uso continuado puede generar molestias a los profesionales. Ademas precisan de mayor espacio para su transporte ya que va destinado a los desplazamiento de recolecta de sangre en unidades moviles con espacio limitado. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados a pacientes ni profesionales. Y en cuanto a rendimiento y eficacia son óptimos.	0	Excluido por no superar umbral mínimo											
	3	SU.PC.SANI.01.03.99.100003	C26288	LANCETA DE PUNCIÓN /ACTIVACIÓN POR CONTACTO C/SISTEMA DE SEGURIDAD- Diámetro:[21-21];BOLIGRAFO DE PUNCION ASOCIADO:no;			75.000	21 %	0,149919	MENARINI DIAGNOSTICOS, S.A.		REF: 29030 CIP: 100080880876	Oferta apta, cumple características técnicas solicitadas, pero no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización el protector de seguridad cuesta trabajo quitarlo, no dispone de ningún resalte ni zona estriada para facilitar el uso de los profesionales, por lo que es menos ergonómico y en el uso continuado puede generar molestias a los profesionales. Ademas precisan de mayor espacio para su transporte ya que va destinado a los desplazamiento de recolecta de sangre en unidades moviles con espacio limitado. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados a pacientes ni profesionales. Y en cuanto a rendimiento y eficacia son óptimos.	0	Excluido por no superar umbral mínimo											
	3	SU.PC.SANI.01.03.99.100003	C26288	LANCETA DE PUNCIÓN /ACTIVACIÓN POR CONTACTO C/SISTEMA DE SEGURIDAD- Diámetro:[21-21];BOLIGRAFO DE PUNCION ASOCIADO:no;			75.000	21 %	0,149919	TEXTIL PLANAS OLIVERAS, S.A.		REF: 3768,00 CIP: 100117243779	Oferta buena, la oferta cumple las características solicitadas, en cuanto a facilidad de utilización resulta menos ergonómico, y no es tan pequeña como la oferta de Iberian o Harmonium. Ademas precisan de mayor espacio para su transporte ya que va destinado a los desplazamiento de recolecta de sangre en unidades moviles con espacio limitado. En cuanto a seguridad de uso y resultados no presenta riesgo ni para pacientes ni profesionales, ademas el residuo es mayor dado su tamaño, por lo que se necesitan más contenedores de residuos punzantes . Y en cuanto a rendimiento y eficacia son óptimos.	20	0,0409			72,72%	40,00		SI	< 72 horas Pedidos Ordinarios < 24 horas Pedidos Urgentes	15	No aporta documentación	0	75,00	
	4	SU.PC.SANI.01.03.02.300021	F60522	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO SEMIAUTOMATICO / AUTOMATICO- Longitud:[40-120];Diámetro :[18-18];Longitud de corte:[20-20];	Profundidad de penetracion ajustable (de 10 a 20 mm), marcas centimétricas y que sea ligera de peso.		60	21 %	33,033000	BECTON DICKINSON, S.A.U.		REF:1810MSCIP:100100132943	Oferta muy buen, cumple prescipciones técnicas solicitadas y presenta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización es ergonómica facil de utilizar tatno en la obtención de la muestra como en la carga, lo que logra la obtención de muestra suficiente para su análisis. Seguridad de uso y resultado no presenta riesgos asociados. Rendimiento y eficacia son óptimos consiguiendo el objetivo conseguido.	40	32,67			1,10%	6,00	23,123100	NO	Ordinario: ≤72 h Urgente: ≤ 48 h	15	Presenta declaración responsable de la propia empresa. Ninguno de los documentos aportados son certificados válidos para acreditar el cumplimiento del criterio	0	61,00	BECTON DICKINSON, S.A.U.

Agrupación	Lote	Clasificación	GC	Denominacion	PRESCRIPCIONES TÉCNICAS	DISPONIBILIDAD DE USO DE EQUIPOS	Cantidad TOTAL 2 AÑOS	%iva	Precio unitario con IVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos	Precio oferta Iva incluido	Importe Agrupacion lote precio licictación	Importe Agrupacion lote oferta	%bajada	Puntos Oferta Económica	Limite baja anormal	Baja anormal	Plazos de entrega	Puntuación Plazo de entrega	Criterio Medioambiental	Puntuacion criterio medioambiental	PUTUACIÓN TOTAL	Adudicatario propuesto
	4	SU.PC.SANI.01.03.02.300021	F60522	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO SEMIAUTOMATICO / AUTOMATICO-Longitud:[40-120);Diámetro :[18-18];Longitud de corte:[20-20];	Profundidad de penetracion ajustable (de 10 a 20 mm), marcas centimétricas y que sea ligera de peso.		60	21 %	33,033000	IBERIAN CARE 2016 S.L.		REF: SBN-1810C CIP:100155906410	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas y no presenta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización el dispositivo dispone de un introductor de diámetro superior provocando una mayor lesión en la piel. Es poco ergonómico a la hora de la carga por la dureza de los botones pudiendo ocasionar mayor lesion en el sitio de la obtención de la muestra. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia son óptimos.	0	Excluido por no superar umbral mínimo											
	4	SU.PC.SANI.01.03.02.300021	F60522	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO SEMIAUTOMATICO / AUTOMATICO-Longitud:[40-120);Diámetro :[18-18];Longitud de corte:[20-20];	Profundidad de penetracion ajustable (de 10 a 20 mm), marcas centimétricas y que sea ligera de peso.		60	21 %	33,033000	DISTRIBUCIONES LEVANTINAS SANITARIAS,S.L.		REF:PM18-15 CIP:100155929240	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas y no presenta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización presenta dificultad y resistencia a la hora de la carga y de la obtención de la muestra ya que requiere usar las dos manos, pudiendo ocasionar lesiones en la zona al paciente. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia son óptimas.	0	Excluido por no superar umbral mínimo											
	4	SU.PC.SANI.01.03.02.300021	F60522	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO SEMIAUTOMATICO / AUTOMATICO-Longitud:[40-120);Diámetro :[18-18];Longitud de corte:[20-20];	Profundidad de penetracion ajustable (de 10 a 20 mm), marcas centimétricas y que sea ligera de peso.		60	21 %	33,033000	MERIT MEDICAL SPAIN, SLU		REF: A186 CIP: 100134456141	Oferta apta, la oferta cumple las características técnicas solicitadas, pero no aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, el mecanismo de carga tiene unas alas que puede dificultar el procedimiento de la biopsia, porque choca con la superficie del paciente según la angulación de abordaje, haciendo menos ergonñomico. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficacia son óptimas	0	Excluido por no superar umbral mínimo											
	4	SU.PC.SANI.01.03.02.300021	F60522	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO SEMIAUTOMATICO / AUTOMATICO-Longitud:[40-120);Diámetro :[18-18];Longitud de corte:[20-20];	Profundidad de penetracion ajustable (de 10 a 20 mm), marcas centimétricas y que sea ligera de peso.		60	21 %	33,033000	MERIT MEDICAL SPAIN, SLU		REF: A189 CIP: 100134456242	Oferta apta, la oferta cumple las características técnicas solicitadas, pero no aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, el mecanismo de carga tiene unas alas que puede dificultar el procedimiento de la biopsia, porque choca con la superficie del paciente según la angulación de abordaje, haciendo menos ergonñomico. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficacia son óptimas	0	Excluido por no superar umbral mínimo											
	4	SU.PC.SANI.01.03.02.300021	F60522	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO SEMIAUTOMATICO / AUTOMATICO-Longitud:[40-120);Diámetro :[18-18];Longitud de corte:[20-20];	Profundidad de penetracion ajustable (de 10 a 20 mm), marcas centimétricas y que sea ligera de peso.		60	21 %	33,033000	MERIT MEDICAL SPAIN, SLU		REF: A1811 CIP:100134455434	Oferta apta, la oferta cumple las características técnicas solicitadas, pero no aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, el mecanismo de carga tiene unas alas que puede dificultar el procedimiento de la biopsia, porque choca con la superficie del paciente según la angulación de abordaje, haciendo menos ergonñomico. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficacia son óptimas	0	Excluido por no superar umbral mínimo											
	4	SU.PC.SANI.01.03.02.300021	F60522	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO SEMIAUTOMATICO / AUTOMATICO-Longitud:[40-120);Diámetro :[18-18];Longitud de corte:[20-20];	Profundidad de penetracion ajustable (de 10 a 20 mm), marcas centimétricas y que sea ligera de peso.		60	21 %	33,033000	MERIT MEDICAL SPAIN, SLU		REF: TT186 CIP: 100143796083	Oferta apta, la oferta cumple las características técnicas solicitadas, pero no aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, el mecanismo de carga tiene unas alas que puede dificultar el procedimiento de la biopsia, porque choca con la superficie del paciente según la angulación de abordaje, haciendo menos ergonñomico. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficacia son óptimas	0	Excluido por no superar umbral mínimo											
	4	SU.PC.SANI.01.03.02.300021	F60522	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO SEMIAUTOMATICO / AUTOMATICO-Longitud:[40-120);Diámetro :[18-18];Longitud de corte:[20-20];	Profundidad de penetracion ajustable (de 10 a 20 mm), marcas centimétricas y que sea ligera de peso.		60	21 %	33,033000	MERIT MEDICAL SPAIN, SLU		REF: TT1811 CIP:100143786981	Oferta apta, la oferta cumple las características técnicas solicitadas, pero no aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, el mecanismo de carga tiene unas alas que puede dificultar el procedimiento de la biopsia, porque choca con la superficie del paciente según la angulación de abordaje, haciendo menos ergonñomico. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficacia son óptimas	0	Excluido por no superar umbral mínimo											
	4	SU.PC.SANI.01.03.02.300021	F60522	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO SEMIAUTOMATICO / AUTOMATICO-Longitud:[40-120);Diámetro :[18-18];Longitud de corte:[20-20];	Profundidad de penetracion ajustable (de 10 a 20 mm), marcas centimétricas y que sea ligera de peso.		60	21 %	33,033000	IZASA HOSPITAL, S.L.U.		REF: MS18100-02 CIP: 100132600205	Oferta apta, la oferta cumple las características técnicas solicitadas, pero no aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, el mecanismo de carga tiene unas alas que puede dificultar el procedimiento de la biopsia, porque choca con la superficie del paciente según la angulación de abordaje, haciendo menos ergonñomico. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficacia son óptimas	0	Excluido por no superar umbral mínimo											

Agrupación	Lote	Clasificación	GC	Denominacion	PRESCRIPCIONES TÉCNICAS	DISPONIBILIDAD DE USO DE EQUIPOS	Cantidad TOTAL 2 AÑOS	%iva	Precio unitario con IVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos	Precio oferta Iva incluido	Importe Agrupacion lote precio licictación	Importe Agrupacion lote oferta	%bajada	Puntos Oferta Económica	Límite baja anormal	Baja anormal	Plazos de entrega	Puntuación Plazo de entrega	Criterio Medioambiental	Puntuación criterio medioambiental	PUTUACIÓN TOTAL	Adudicatario propuesto
	5	SU.PC.SANI.01.03.02.300021	F60460	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO SEMIAUTOMATICO / AUTOMATICO-Longitud:[40-120];Diámetro :[20-20];Longitud de corte:[20-20];	Profundidad de penetracion ajustable (de 10 a 20 mm), marcas centimétricas y que sea ligera de peso.		80	21 %	33,033000	BECTON DICKINSON, S.A.U.		REF:2010MSCIP:10010033155	Oferta muy buen, cumple prescipciones técnicas solicitadas y presenta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización es ergonómica facil de utilizar tatno en la obtención de la muestra como en la carga, lo que logra la obtención de muestra suficiente para su análisis. Seguridad de uso y resultado no presenta riesgos asociados. Rendimiento y eficacia son óptimos consiguiendo el objetivo conseguido.	40	32,67			1,10%	6,00	23,123100	NO	Ordinario: ≤72 h Urgente: ≤ 48 h	15	Presenta declaración responsable de la propia empresa. Ninguno de los documentos aportados son certificados válidos para acreditar el cumplimiento del criterio	0	61,00	BECTON DICKINSON, S.A.U.
	5	SU.PC.SANI.01.03.02.300021	F60460	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO SEMIAUTOMATICO / AUTOMATICO-Longitud:[40-120];Diámetro :[20-20];Longitud de corte:[20-20];	Profundidad de penetracion ajustable (de 10 a 20 mm), marcas centimétricas y que sea ligera de peso.		80	21 %	33,033000	IBERIAN CARE 2016 S.L.		REF: SBN-2010C CIP: 100155897510	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas y no presenta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización el dispositivo dispone de un introductor de diámetro superior provocando una mayor lesión en la piel. Es poco ergonómico a la hora de la carga por la dureza de los botones pudiendo ocasionar mayor lesion en el sitio de la obtención de la muestra. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia son óptimos.	0	Excluido por no superar umbral mínimo												
	5	SU.PC.SANI.01.03.02.300021	F60460	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO SEMIAUTOMATICO / AUTOMATICO-Longitud:[40-120];Diámetro :[20-20];Longitud de corte:[20-20];	Profundidad de penetracion ajustable (de 10 a 20 mm), marcas centimétricas y que sea ligera de peso.		80	21 %	33,033000	DISTRIBUCIONES LEVANTINAS SANITARIAS,S.L.		REF:PM20-15 REF:100155930554	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas y no presenta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización presenta dificultad y resistencia a la hora de la carga y de la obtención de la muestra ya que requiere usar las dos manos, pudiendo ocasionar lesiones en la zona al paciente. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia son óptimas.	0	Excluido por no superar umbral mínimo												
	5	SU.PC.SANI.01.03.02.300021	F60460	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO SEMIAUTOMATICO / AUTOMATICO-Longitud:[40-120];Diámetro :[20-20];Longitud de corte:[20-20];	Profundidad de penetracion ajustable (de 10 a 20 mm), marcas centimétricas y que sea ligera de peso.		80	21 %	33,033000	MERIT MEDICAL SPAIN, SLU		REF: A209 CIP: 100134456949	Oferta apta, la oferta cumple las características técnicas solicitadas, pero no aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, el mecanismo de carga tiene unas alas que puede dificultar el procedimiento de la biopsia, porque choca con la superficie del paciente según la angulación de abordaje, haciendo menos ergonñomico. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficacia son óptimas	0	Excluido por no superar umbral mínimo												
	5	SU.PC.SANI.01.03.02.300021	F60460	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO SEMIAUTOMATICO / AUTOMATICO-Longitud:[40-120];Diámetro :[20-20];Longitud de corte:[20-20];	Profundidad de penetracion ajustable (de 10 a 20 mm), marcas centimétricas y que sea ligera de peso.		80	21 %	33,033000	MERIT MEDICAL SPAIN, SLU		REF: A2011 CIP: 100134456343	Oferta apta, la oferta cumple las características técnicas solicitadas, pero no aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, el mecanismo de carga tiene unas alas que puede dificultar el procedimiento de la biopsia, porque choca con la superficie del paciente según la angulación de abordaje, haciendo menos ergonñomico. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficacia son óptimas	0	Excluido por no superar umbral mínimo												
	5	SU.PC.SANI.01.03.02.300021	F60460	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO SEMIAUTOMATICO / AUTOMATICO-Longitud:[40-120];Diámetro :[20-20];Longitud de corte:[20-20];	Profundidad de penetracion ajustable (de 10 a 20 mm), marcas centimétricas y que sea ligera de peso.		80	21 %	33,033000	MERIT MEDICAL SPAIN, SLU		REF: A189 CIP: 100134456242	Oferta apta, la oferta cumple las características técnicas solicitadas, pero no aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, el mecanismo de carga tiene unas alas que puede dificultar el procedimiento de la biopsia, porque choca con la superficie del paciente según la angulación de abordaje, haciendo menos ergonñomico. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficacia son óptimas	0	Excluido por no superar umbral mínimo												
	5	SU.PC.SANI.01.03.02.300021	F60460	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO SEMIAUTOMATICO / AUTOMATICO-Longitud:[40-120];Diámetro :[20-20];Longitud de corte:[20-20];	Profundidad de penetracion ajustable (de 10 a 20 mm), marcas centimétricas y que sea ligera de peso.		80	21 %	33,033000	MERIT MEDICAL SPAIN, SLU		REF: TT2011 CIP: 100143787395	Oferta apta, la oferta cumple las características técnicas solicitadas, pero no aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, el mecanismo de carga tiene unas alas que puede dificultar el procedimiento de la biopsia, porque choca con la superficie del paciente según la angulación de abordaje, haciendo menos ergonñomico. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficacia son óptimas	0	Excluido por no superar umbral mínimo												
	5	SU.PC.SANI.01.03.02.300021	F60460	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO SEMIAUTOMATICO / AUTOMATICO-Longitud:[40-120];Diámetro :[20-20];Longitud de corte:[20-20];	Profundidad de penetracion ajustable (de 10 a 20 mm), marcas centimétricas y que sea ligera de peso.		80	21 %	33,033000	IZASA HOSPITAL, S.L.U.		REF: MS20080-02 CIP: 100132601013	Oferta apta, la oferta cumple las características técnicas solicitadas, pero no aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, el mecanismo de carga tiene unas alas que puede dificultar el procedimiento de la biopsia, porque choca con la superficie del paciente según la angulación de abordaje, haciendo menos ergonñomico. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficacia son óptimas	0	Excluido por no superar umbral mínimo												

Agrupación	Lote	Clasificación	GC	Denominacion	PRESCRIPCIONES TÉCNICAS	DISPONIBILIDAD DE USO DE EQUIPOS	Cantidad TOTAL 2 AÑOS	%iva	Precio unitario con IVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos	Precio oferta Iva incluido	Importe Agrupacion lote precio licictación	Importe Agrupacion lote oferta	% bajada	Puntos Oferta Económica	Limite baja anormal	Baja anormal	Plazos de entrega	Puntuación Plazo de entrega	Criterio Medioambiental	Puntuación criterio medioambiental	PUTUACIÓN TOTAL	Adudicatario propuesto
	6	SU.PC.SANI.01.03.02.300021	F56996	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO SEMIAUTOMATICO / AUTOMATICO-Longitud:[40-120);Diámetro :[14-14];Longitud de corte:[22-22];			240	21 %	46,315500	BECTON DICKINSON, S.A.U.		REF:MQ1410 CIP:100112386910	Oferta muy buen, cumple prescipciones técnicas solicitadas y presenta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización es ergonómica facil de utilizar tatno en la obtención de la muestra como en la carga, lo que logra la obtención de muestra suficiente para su análisis. Seguridad de uso y resultado no presenta riesgos asociados. Rendimiento y eficacia son óptimos consiguiendo el objetivo conseguido.	40	36,3			21,62%	37,68	29,545313	NO	Ordinario: ≤72 h Urgente: ≤ 48 h	15	Presenta declaración responsable de la propia empresa. Ninguno de los documentos aportados son certificados válidos para acreditar el cumplimiento del criterio	0	92,68	Renuncia por no cumplir prescripciones técnicas
	6	SU.PC.SANI.01.03.02.300021	F56996	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO SEMIAUTOMATICO / AUTOMATICO-Longitud:[40-120);Diámetro :[14-14];Longitud de corte:[22-22];			240	21 %	46,315500	IBERIAN CARE 2016 S.L.		REF: SBN-1410C CIP: 1001559072 28	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas y no presenta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización el dispositivo dispone de un introductor de diámetro superior provocando una mayor lesión en la piel. Es poco ergonómico a la hora de la carga por la dureza de los botones pudiendo ocasionar mayor lesion en el sitio de la obtención de la muestra. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia son óptimos.	0	Excluido por no superar umbral mínimo											
	6	SU.PC.SANI.01.03.02.300021	F56996	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO SEMIAUTOMATICO / AUTOMATICO-Longitud:[40-120);Diámetro :[14-14];Longitud de corte:[22-22];			240	21 %	46,315500	DISTRIBUCIONES LEVANTINAS SANITARIAS,S.L.		REF:PM1415 CIP:100155939443	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas y no presenta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización presenta dificultad y resistencia a la hora de la carga y de la obtención de la muestra ya que requiere usar las dos manos, pudiendo ocasionar lesiones en la zona al paciente. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia son óptimas.	0	Excluido por no superar umbral mínimo											
	6	SU.PC.SANI.01.03.02.300021	F56996	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO SEMIAUTOMATICO / AUTOMATICO-Longitud:[40-120);Diámetro :[14-14];Longitud de corte:[22-22];			240	21 %	46,315500	IMEOS, S.L.		REF: PSS-1410-S CIP: 100146405744	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y presenta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización es cómoda y manejable para la carga pero a la hora de la obtención de la muestra rebotan los tejidos densos y no permite varios agarres. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para pacientes y profesionales. Rendimiento y eficacia son adecuados.	20	33,275			28,16%	40,00		NO	24-48 H	15	No aporta documentación	0	75,00	IMEOS, S.L.
	6	SU.PC.SANI.01.03.02.300021	F56996	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO SEMIAUTOMATICO / AUTOMATICO-Longitud:[40-120);Diámetro :[14-14];Longitud de corte:[22-22];			240	21 %	46,315500	LELEMAN SL		REF: ACE-140752 CIP: 100004914742	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y presenta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización es cómoda y manejable para la carga pero a la hora de la obtención de la muestra rebotan los tejidos densos y no permite varios agarres. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para pacientes y profesionales. Rendimiento y eficacia son adecuados.	20	44			5,00%	15,00		NO	Ordinarios 24 - 48 H Urgentes 24 H	15	Presenta declaración responsable y certificado ISO 14001:2015 en gestión ambiental. Este certificado no presenta en su alcance el uso del plástico biodegradable en la fabricación de los envases ni que el papel/cartón de los embalajes sumnistrados sea reciclado.	0	50,00	
	6	SU.PC.SANI.01.03.02.300021	F56996	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO SEMIAUTOMATICO / AUTOMATICO-Longitud:[40-120);Diámetro :[14-14];Longitud de corte:[22-22];			240	21 %	46,315500	LELEMAN SL		REF: ACE-141152 CIP: 100001270230	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y presenta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización es cómoda y manejable para la carga pero a la hora de la obtención de la muestra rebotan los tejidos densos y no permit varios agarres. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para pacientes y profesionales. Rendimiento y eficacia son adecuados.	20	44			5,00%	15,00		NO	Ordinarios 24 - 48 H Urgentes 24 H	15	Presenta declaración responsable y certificado ISO 14001:2015 en gestión ambiental. Este certificado no presenta en su alcance el uso del plástico biodegradable en la fabricación de los envases ni que el papel/cartón de los embalajes sumnistrados sea reciclado.	0	50,00	
	6	SU.PC.SANI.01.03.02.300021	F56996	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO SEMIAUTOMATICO / AUTOMATICO-Longitud:[40-120);Diámetro :[14-14];Longitud de corte:[22-22];			240	21 %	46,315500	MEDICINA ANALITICA CONSUMIBLES MAC, S.A.		REF: ML-ABG20201400100 CIP: 100113592497	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas y no presenta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización presenta dificultad y resistencia a la hora de la carga y de la obtención de la muestra ya que requiere usar las dos manos, pudiendo ocasionar lesiones en la zona al paciente. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia son óptimas.	0	Excluido por no superar umbral mínimo											
	7	SU.PC.SANI.01.03.11.100000		CATETER CENTRAL SIN GUIA / pediátrico	Longitud:[0-30);Período de permanencia :< 1 mes;Diámetro interno 1ª luz:[27-27];Diámetro interno 2ª luz:[0-0];28 G		640	21 %	27,442800	VYGON SAU		REF: 126120 CIP: 1000000551 66	Oferta buena cumple las características técnicas solicitadas y presenta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, rendimiento y eficacia.	20	22,65			17,46%	40,00	19,209960	NO	Ordinario:48 h Urgente: 24 h	15	Presenta declaración responsable de la propia empresa, de Saycapack y certificado oficial expedido por AENOR ISO 14001: 2015 a nombre de Saycapack. Si bien este último es uno de los certificados válidos para la acreditación del criterio, no presenta en su alcance el cumplimiento del uso de plástico biodegradable en la fabricación de los envases ni que el papel/cartón usado para los embalajes sea recliclado, estando además caducado	0	75,00	VYGON SAU

Código:	6hWMS622PFIRMA3P7lGWq/Bj6J9E0Y	Fecha	17/05/2023
Firmado Por	MARIA DEL VALLE GARCIA SANCHEZ		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	16/39

Agrupación	Lote	Clasificación	GC	Denominacion	PRESCRIPCIONES TÉCNICAS	DISPONIBILIDAD DE USO DE EQUIPOS	Cantidad TOTAL 2 AÑOS	%iva	Precio unitario con IVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos	Precio oferta Iva incluido	Importe Agrupacion lote precio licitación	Importe Agrupacion lote oferta	%bajada	Puntos Oferta Económica	Limite baja anormal	Baja anormal	Plazos de entrega	Puntuación Plazo de entrega	Criterio Medioambiental	Puntuacion criterio medioambiental	PUTUACIÓN TOTAL	Adudicatario propuesto
	8	SU.PC.SANI.01.03.11.100013		CATETER CENTRAL EPICUTANEO SIN GUIA / LARGA DURACION	Longitud mayor a 30 e inferior a 60;Período de permanencia :3 a 6 meses;Diámetro interno 1ª luz:[23-23];Diámetro interno 2ª luz:[0-0]; 24G		1.050	21 %	34,430550	VYGON SAU		REF: 218400 CIP: 100000053247	Oferta buena cumple las características técnicas solicitadas y presenta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, rendimiento y eficacia.	20	28,45			17,37%	40,00	24,101385	NO	Ordinario:48 h Urgente: 24 h	15	Presenta declaración responsable de la propia empresa, de Saycapack y certificado oficial expedido por AENOR ISO 14001: 2015 a nombre de Saycapack. Si bien este último es uno de los certificados válidos para la acreditación del criterio, no presenta en su alcance el cumplimiento del uso de plástico biodegradable en la fabricación de los envases ni que el papel/cartón usado para los embalajes sea reciclado, estando además caducado	0	75,00	VYGON SAU
	9	SU.PC.SANI.01.03.99.100002	F28750	LANCETA DE CORTE AUTOMATICA C/ SIST. PROTECCION / NEONATOS-Medida de corte:[2.50-2.50];BOLIGRAFO DE PUNCION ASOCIADO:no;			19.300	21 %	0,762300	IBERIAN CARE 2016 S.L.		REF: HB-1,00 CIP: 100155906814	Oferta buena cumple las características técnicas solicitadas y presenta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, rendimiento y eficacia.	20	0,733042			3,84%	12,00		NO	Ordinario: ≤ 72 h Urgente: ≤ 24 h	15	Presenta declaración responsable de la propia empresa y la empresa de embalaje presenta certificado SGS Harta Packaging Industries, FSC Chain- of-Custody, válido para acreditar el criterio. En su alcance refleja especificamente FSC Chain- of-Custody y se encuentra en vigor	5	52,00	IBERIAN CARE 2016 S.L.
	9	SU.PC.SANI.01.03.99.100002	F28750	LANCETA DE CORTE AUTOMATICA C/ SIST. PROTECCION / NEONATOS-Medida de corte:[2.50-2.50];BOLIGRAFO DE PUNCION ASOCIADO:no;			19.300	21 %	0,762300	LAMBRA, S.L.		REF: 333313 CIP: 100155416663	Oferta buena cumple las características técnicas solicitadas y presenta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, rendimiento y eficacia.	20	0,075			90,16%	40,00	0,435102	SI	48-72 H	15	No aporta documentación	0	75,00	Lambra, S.L. no justifica baja desproporcionada.
	9	SU.PC.SANI.01.03.99.100002	F28750	LANCETA DE CORTE AUTOMATICA C/ SIST. PROTECCION / NEONATOS-Medida de corte:[2.50-2.50];BOLIGRAFO DE PUNCION ASOCIADO:no;			19.300	21 %	0,762300	SMITHS MEDICAL ESPAÑA		REF: BN1815 CIP: 100090081018	Oferta buena cumple las características técnicas solicitadas y presenta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, rendimiento y eficacia.	20	0,7623			0,00%	0,00		NO	Mayor de 24 horas y menor de 72 horas, desde la comunicación de la necesidad existente.	7,5	Presenta declaración responsable de la propia empresa. Ninguno de los documentos aportados son certificados válidos para acreditar el cumplimiento del criterio	0	27,50	
	9	SU.PC.SANI.01.03.99.100002	F28750	LANCETA DE CORTE AUTOMATICA C/ SIST. PROTECCION / NEONATOS-Medida de corte:[2.50-2.50];BOLIGRAFO DE PUNCION ASOCIADO:no;			19.300	21 %	0,762300	TEXTIL PLANAS OLIVERAS, S.A.		REF: 3962 CIP:100147597279	Oferta buena cumple las características técnicas solicitadas y presenta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, rendimiento y eficacia.	20	0,7502			1,59%	6,00		NO	< 72 horas Pedidos Ordinarios < 24 horas Pedidos Urgentes	15	No aporta documentación	0	41,00	
	10	SU.PC.SANI.01.03.02.300021	####	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO SEMIAUTOMATICO / AUTOMATICO	Aguja para biopsia con sistema de corte con función semiautomática y automática. Longitud de 90 a 110 mm. Diámetro 14G. Longitud de corte entre 19 y 22 mm.		3.000	21 %	37,485000	IZASA HOSPITAL, S.L.U.		REF: MS14100-02 CIP: 100132598870	Oferta no cumple las características técnicas solicitadas, no permite la toma de biopsia de forma automática. Solo permite la toma semiautomática. Esta limitación obliga a avanzar la aguja de forma manual en la lesión, lo que con mucha frecuencia no es posible, aumenta el riesgo de desplazamiento de la misma y aumenta el riesgo de procedimiento fallido. La aguja tiene una forma de sujetarse para la obtención de muestras que impide el abordaje desde múltiples accesos, con distintas posturas de agarre.	-	Excluido por no cumplir prescripciones tecnicas											
	10	SU.PC.SANI.01.03.02.300021		AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO SEMIAUTOMATICO / AUTOMATICO	Aguja para biopsia con sistema de corte con función semiautomática y automática. Longitud de 90 a 110 mm. Diámetro 14G. Longitud de corte entre 19 y 22 mm.		3.000	21 %	37,485000	BECTON DICKINSON, S.A.U.		REF:MQ1410 CIP:100112386910	Oferta buena la aguja ofertada cumple las prescripciones técnicas exigidas en cuanto a la toma de muestras de forma automática o semiautomática según las características de la lesión y la elección del operador. En cuanto a facilidad de utilización el agarre y el mecanismo de disparo están colocados en una disposición que resulta fácil de usar independientemente del agarre y de la vía de abordaje. El bisel afilado permite atravesar la mama independientemente de la dureza del tejido. El mecanismo de disparo es eficaz. No presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. No aparece efecto rebote.Y su rendimiento y eficacia son óptimos obteniendo muestras de gran calidad y de gran tamaño, por lo que cumplen con el objetivo perseguido.	20	36,3			3,16%	12,00	26,239500	NO	Ordinario: ≤72 h Urgente: ≤ 48 h	15	Presenta declaración responsable de la propia empresa. Ninguno de los documentos aportados son certificados válidos para acreditar el cumplimiento del criterio	0	47,00	BECTON DICKINSON, S.A.U.

Agrupación	Lote	Clasificación	GC	Denominacion	PRESCRIPCIONES TÉCNICAS	DISPONIBILIDAD DE USO DE EQUIPOS	Cantidad TOTAL 2 AÑOS	%iva	Precio unitario con IVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos	Precio oferta Iva incluido	Importe Agrupacion lote precio licictación	Importe Agrupacion lote oferta	%bajada	Puntos Oferta Económica	Limite baja anormal	Baja anormal	Plazos de entrega	Puntuación Plazo de entrega	Criterio Medioambiental	Puntuacion criterio medioambiental	PUTUACIÓN TOTAL	Adudicatario propuesto
	10	SU.PC.SANI.01.03.02.300021		AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO SEMIAUTOMATICO / AUTOMATICO	Aguja para biopsia con sistema de corte con función semiautomática y automática. Longitud de 90 a 110 mm. Diámetro 14G. Longitud de corte entre 19 y 22 mm.		3.000	21 %	37,485000	MERIT MEDICAL SPAIN, SLU		REF: A1411 CIP: 100134313602	Oferta apta, la oferta cumple las características técnicas solicitadas, pero no aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, el mecanismo de carga tiene unas alas que puede dificultar el procedimiento de la biopsia, porque choca con la superficie del paciente según la angulación de abordaje, haciendo menos ergonñomico. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficacia son óptimas	0	Excluido por no superar umbral mínimo										
	10	SU.PC.SANI.01.03.02.300021		AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO SEMIAUTOMATICO / AUTOMATICO	Aguja para biopsia con sistema de corte con función semiautomática y automática. Longitud de 90 a 110 mm. Diámetro 14G. Longitud de corte entre 19 y 22 mm.		3.000	21 %	37,485000	MERIT MEDICAL SPAIN, SLU		REF: A1415 CIP: 100134303601	Oferta apta, la oferta cumple las características técnicas solicitadas, pero no aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, el mecanismo de carga tiene unas alas que puede dificultar el procedimiento de la biopsia, porque choca con la superficie del paciente según la angulación de abordaje, haciendo menos ergonñomico. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficacia son óptimas	0	Excluido por no superar umbral mínimo										
	10	SU.PC.SANI.01.03.02.300021		AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO SEMIAUTOMATICO / AUTOMATICO	Aguja para biopsia con sistema de corte con función semiautomática y automática. Longitud de 90 a 110 mm. Diámetro 14G. Longitud de corte entre 19 y 22 mm.		3.000	21 %	37,485000	MERIT MEDICAL SPAIN, SLU		REF: A1420 CIP: 100134313905	Oferta apta, la oferta cumple las características técnicas solicitadas, pero no aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, el mecanismo de carga tiene unas alas que puede dificultar el procedimiento de la biopsia, porque choca con la superficie del paciente según la angulación de abordaje, haciendo menos ergonñomico. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficacia son óptimas	0	Excluido por no superar umbral mínimo										
	10	SU.PC.SANI.01.03.02.300021		AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO SEMIAUTOMATICO / AUTOMATICO	Aguja para biopsia con sistema de corte con función semiautomática y automática. Longitud de 90 a 110 mm. Diámetro 14G. Longitud de corte entre 19 y 22 mm.		3.000	21 %	37,485000	MERIT MEDICAL SPAIN, SLU		REF: A146 CIP: 100134433412	Oferta apta, la oferta cumple las características técnicas solicitadas, pero no aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, el mecanismo de carga tiene unas alas que puede dificultar el procedimiento de la biopsia, porque choca con la superficie del paciente según la angulación de abordaje, haciendo menos ergonñomico. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficacia son óptimas	0	Excluido por no superar umbral mínimo										
	10	SU.PC.SANI.01.03.02.300021		AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO SEMIAUTOMATICO / AUTOMATICO	Aguja para biopsia con sistema de corte con función semiautomática y automática. Longitud de 90 a 110 mm. Diámetro 14G. Longitud de corte entre 19 y 22 mm.		3.000	21 %	37,485000	MERIT MEDICAL SPAIN, SLU		REF: A149 CIP: 100134433614	Oferta apta, la oferta cumple las características técnicas solicitadas, pero no aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, el mecanismo de carga tiene unas alas que puede dificultar el procedimiento de la biopsia, porque choca con la superficie del paciente según la angulación de abordaje, haciendo menos ergonñomico. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficacia son óptimas	0	Excluido por no superar umbral mínimo										
	10	SU.PC.SANI.01.03.02.300021		AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO SEMIAUTOMATICO / AUTOMATICO	Aguja para biopsia con sistema de corte con función semiautomática y automática. Longitud de 90 a 110 mm. Diámetro 14G. Longitud de corte entre 19 y 22 mm.		3.000	21 %	37,485000	MERIT MEDICAL SPAIN, SLU		REF: A1611 CIP: 100134454121	Oferta apta, la oferta cumple las características técnicas solicitadas, pero no aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, el mecanismo de carga tiene unas alas que puede dificultar el procedimiento de la biopsia, porque choca con la superficie del paciente según la angulación de abordaje, haciendo menos ergonñomico. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficacia son óptimas	0	Excluido por no superar umbral mínimo										

Agrupación	Lote	Clasificación	GC	Denominacion	PRESCRIPCIONES TÉCNICAS	DISPONIBILIDAD DE USO DE EQUIPOS	Cantidad TOTAL 2 AÑOS	%iva	Precio unitario con IVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos	Precio oferta Iva incluido	Importe Agrupacion lote precio licictación	Importe Agrupacion lote oferta	%bajada	Puntos Oferta Económica	Limite baja anormal	Baja anormal	Plazos de entrega	Puntuación Plazo de entrega	Criterio Medioambiental	Puntuacion criterio medioambiental	PUTUACIÓN TOTAL	Adudicatario propuesto
	10	SU.PC.SANI.01.03.02.300021		AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO SEMIAUTOMATICO / AUTOMATICO	Aguja para biopsia con sistema de corte con función semiautomática y automática. Longitud de 90 a 110 mm. Diámetro 14G. Longitud de corte entre 19 y 22 mm.		3.000	21 %	37,485000	MERIT MEDICAL SPAIN, SLU		REF: A1615 CIP: 100134454424	Oferta apta, la oferta cumple las características técnicas solicitadas, pero no aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, el mecanismo de carga tiene unas alas que puede dificultar el procedimiento de la biopsia, porque choca con la superficie del paciente según la angulación de abordaje, haciendo menos ergonñomico. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficacia son óptimas	0	Excluido por no superar umbral mínimo											
	10	SU.PC.SANI.01.03.02.300021		AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO SEMIAUTOMATICO / AUTOMATICO	Aguja para biopsia con sistema de corte con función semiautomática y automática. Longitud de 90 a 110 mm. Diámetro 14G. Longitud de corte entre 19 y 22 mm.		3.000	21 %	37,485000	MERIT MEDICAL SPAIN, SLU		REF: A1620 CIP: 100134454727	Oferta apta, la oferta cumple las características técnicas solicitadas, pero no aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, el mecanismo de carga tiene unas alas que puede dificultar el procedimiento de la biopsia, porque choca con la superficie del paciente según la angulación de abordaje, haciendo menos ergonñomico. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficacia son óptimas	0	Excluido por no superar umbral mínimo											
	10	SU.PC.SANI.01.03.02.300021		AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO SEMIAUTOMATICO / AUTOMATICO	Aguja para biopsia con sistema de corte con función semiautomática y automática. Longitud de 90 a 110 mm. Diámetro 14G. Longitud de corte entre 19 y 22 mm.		3.000	21 %	37,485000	MERIT MEDICAL SPAIN, SLU		REF: A166 CIP: 100134454828	Oferta apta, la oferta cumple las características técnicas solicitadas, pero no aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, el mecanismo de carga tiene unas alas que puede dificultar el procedimiento de la biopsia, porque choca con la superficie del paciente según la angulación de abordaje, haciendo menos ergonñomico. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficacia son óptimas	0	Excluido por no superar umbral mínimo											
	10	SU.PC.SANI.01.03.02.300021		AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO SEMIAUTOMATICO / AUTOMATICO	Aguja para biopsia con sistema de corte con función semiautomática y automática. Longitud de 90 a 110 mm. Diámetro 14G. Longitud de corte entre 19 y 22 mm.		3.000	21 %	37,485000	MERIT MEDICAL SPAIN, SLU		REF: A169 CIP:100134455232	Oferta apta, la oferta cumple las características técnicas solicitadas, pero no aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, el mecanismo de carga tiene unas alas que puede dificultar el procedimiento de la biopsia, porque choca con la superficie del paciente según la angulación de abordaje, haciendo menos ergonñomico. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficacia son óptimas	0	Excluido por no superar umbral mínimo											
	10	SU.PC.SANI.01.03.02.300021		AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO SEMIAUTOMATICO / AUTOMATICO	Aguja para biopsia con sistema de corte con función semiautomática y automática. Longitud de 90 a 110 mm. Diámetro 14G. Longitud de corte entre 19 y 22 mm.		3.000	21 %	37,485000	MERIT MEDICAL SPAIN, SLU		REF: A1815 CIP: 100134455636	Oferta apta, la oferta cumple las características técnicas solicitadas, pero no aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, el mecanismo de carga tiene unas alas que puede dificultar el procedimiento de la biopsia, porque choca con la superficie del paciente según la angulación de abordaje, haciendo menos ergonñomico. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficacia son óptimas	0	Excluido por no superar umbral mínimo											
	10	SU.PC.SANI.01.03.02.300021		AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO SEMIAUTOMATICO / AUTOMATICO	Aguja para biopsia con sistema de corte con función semiautomática y automática. Longitud de 90 a 110 mm. Diámetro 14G. Longitud de corte entre 19 y 22 mm.		3.000	21 %	37,485000	MERIT MEDICAL SPAIN, SLU		REF: A1820 CIP: 100134455737	Oferta apta, la oferta cumple las características técnicas solicitadas, pero no aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, el mecanismo de carga tiene unas alas que puede dificultar el procedimiento de la biopsia, porque choca con la superficie del paciente según la angulación de abordaje, haciendo menos ergonñomico. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficacia son óptimas	0	Excluido por no superar umbral mínimo											

Agrupación	Lote	Clasificación	GC	Denominacion	PRESCRIPCIONES TÉCNICAS	DISPONIBILIDAD DE USO DE EQUIPOS	Cantidad TOTAL 2 AÑOS	%iva	Precio unitario con IVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos	Precio oferta Iva incluido	Importe Agrupacion lote precio licictación	Importe Agrupacion lote oferta	% bajada	Puntos Oferta Económica	Limite baja anormal	Baja anormal	Plazos de entrega	Puntuación Plazo de entrega	Criterio Medioambiental	Puntuacion criterio medioambiental	PUTUACIÓN TOTAL	Adudicatario propuesto
	10	SU.PC.SANI.01.03.02.300021		AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO SEMIAUTOMATICO / AUTOMATICO	Aguja para biopsia con sistema de corte con función semiautomática y automática. Longitud de 90 a 110 mm. Diámetro 14G. Longitud de corte entre 19 y 22 mm.		3.000	21 %	37,485000	MERIT MEDICAL SPAIN, SLU		REF: A1825 CIP: 100134456040	Oferta apta, la oferta cumple las características técnicas solicitadas, pero no aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, el mecanismo de carga tiene unas alas que puede dificultar el procedimiento de la biopsia, porque choca con la superficie del paciente según la angulación de abordaje, haciendo menos ergonñomico. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficacia son óptimas	0	Excluido por no superar umbral mínimo										
	10	SU.PC.SANI.01.03.02.300021		AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO SEMIAUTOMATICO / AUTOMATICO	Aguja para biopsia con sistema de corte con función semiautomática y automática. Longitud de 90 a 110 mm. Diámetro 14G. Longitud de corte entre 19 y 22 mm.		3.000	21 %	37,485000	MERIT MEDICAL SPAIN, SLU		REF: A2015 CIP: 100134464425	Oferta apta, la oferta cumple las características técnicas solicitadas, pero no aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, el mecanismo de carga tiene unas alas que puede dificultar el procedimiento de la biopsia, porque choca con la superficie del paciente según la angulación de abordaje, haciendo menos ergonñomico. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficacia son óptimas	0	Excluido por no superar umbral mínimo										
	10	SU.PC.SANI.01.03.02.300021		AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO SEMIAUTOMATICO / AUTOMATICO	Aguja para biopsia con sistema de corte con función semiautomática y automática. Longitud de 90 a 110 mm. Diámetro 14G. Longitud de corte entre 19 y 22 mm.		3.000	21 %	37,485000	MERIT MEDICAL SPAIN, SLU		REF: A2020 CIP: 100134456545	Oferta apta, la oferta cumple las características técnicas solicitadas, pero no aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, el mecanismo de carga tiene unas alas que puede dificultar el procedimiento de la biopsia, porque choca con la superficie del paciente según la angulación de abordaje, haciendo menos ergonñomico. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficacia son óptimas	0	Excluido por no superar umbral mínimo										
	10	SU.PC.SANI.01.03.02.300021		AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO SEMIAUTOMATICO / AUTOMATICO	Aguja para biopsia con sistema de corte con función semiautomática y automática. Longitud de 90 a 110 mm. Diámetro 14G. Longitud de corte entre 19 y 22 mm.		3.000	21 %	37,485000	MERIT MEDICAL SPAIN, SLU		REF: BA1211 CIP:100134756373	Oferta apta, la oferta cumple las características técnicas solicitadas, pero no aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, el mecanismo de carga tiene unas alas que puede dificultar el procedimiento de la biopsia, porque choca con la superficie del paciente según la angulación de abordaje, haciendo menos ergonñomico. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficacia son óptimas	0	Excluido por no superar umbral mínimo										
	10	SU.PC.SANI.01.03.02.300021		AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO SEMIAUTOMATICO / AUTOMATICO	Aguja para biopsia con sistema de corte con función semiautomática y automática. Longitud de 90 a 110 mm. Diámetro 14G. Longitud de corte entre 19 y 22 mm.		3.000	21 %	37,485000	MERIT MEDICAL SPAIN, SLU		REF: BA129 CIP: 100134756979	Oferta apta, la oferta cumple las características técnicas solicitadas, pero no aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, el mecanismo de carga tiene unas alas que puede dificultar el procedimiento de la biopsia, porque choca con la superficie del paciente según la angulación de abordaje, haciendo menos ergonñomico. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficacia son óptimas	0	Excluido por no superar umbral mínimo										
	10	SU.PC.SANI.01.03.02.300021		AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO SEMIAUTOMATICO / AUTOMATICO	Aguja para biopsia con sistema de corte con función semiautomática y automática. Longitud de 90 a 110 mm. Diámetro 14G. Longitud de corte entre 19 y 22 mm.		3.000	21 %	37,485000	MERIT MEDICAL SPAIN, SLU		REF: BA1411 CIP: 100134757484	Oferta apta, la oferta cumple las características técnicas solicitadas, pero no aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, el mecanismo de carga tiene unas alas que puede dificultar el procedimiento de la biopsia, porque choca con la superficie del paciente según la angulación de abordaje, haciendo menos ergonñomico. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficacia son óptimas	0	Excluido por no superar umbral mínimo										

Agrupación	Lote	Clasificación	GC	Denominacion	PRESCRIPCIONES TÉCNICAS	DISPONIBILIDAD DE USO DE EQUIPOS	Cantidad TOTAL 2 AÑOS	%iva	Precio unitario con IVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos	Precio oferta Iva incluido	Importe Agrupacion lote precio licictación	Importe Agrupacion lote oferta	% bajada	Puntos Oferta Económica	Limite baja anormal	Baja anormal	Plazos de entrega	Puntuación Plazo de entrega	Criterio Medioambiental	Puntuacion criterio medioambiental	PUTUACIÓN TOTAL	Adudicatario propuesto
	10	SU.PC.SANI.01.03.02.300021		AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO SEMIAUTOMATICO / AUTOMATICO	Aguja para biopsia con sistema de corte con función semiautomática y automática. Longitud de 90 a 110 mm. Diámetro 14G. Longitud de corte entre 19 y 22 mm.		3.000	21 %	37,485000	MERIT MEDICAL SPAIN, SLU		REF: BA149 CIP: 100134757787	Oferta apta, la oferta cumple las características técnicas solicitadas, pero no aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, el mecanismo de carga tiene unas alas que puede dificultar el procedimiento de la biopsia, porque choca con la superficie del paciente según la angulación de abordaje, haciendo menos ergonñomico. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficacia son óptimas	0	Excluido por no superar umbral mínimo										
	10	SU.PC.SANI.01.03.02.300021		AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO SEMIAUTOMATICO / AUTOMATICO	Aguja para biopsia con sistema de corte con función semiautomática y automática. Longitud de 90 a 110 mm. Diámetro 14G. Longitud de corte entre 19 y 22 mm.		3.000	21 %	37,485000	MERIT MEDICAL SPAIN, SLU		REF: TT1411 CIP: 100143716580	Oferta no cumple las características técnicas solicitadas, no permite la toma de biopsia de forma automática. Solo permite la toma semiautomática. Esta limitación obliga a avanzar la aguja de forma manual en la lesión, lo que con mucha frecuencia no es posible, aumenta el riesgo de desplazamiento de la misma y aumenta el riesgo de procedimiento fallido. La aguja tiene una forma de sujetarse para la obtención de muestras que impide el abordaje desde múltiples accesos, con distintas posturas de agarre.	-	Excluido por no cumplir prescripciones tecnicas										
	10	SU.PC.SANI.01.03.02.300021		AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO SEMIAUTOMATICO / AUTOMATICO	Aguja para biopsia con sistema de corte con función semiautomática y automática. Longitud de 90 a 110 mm. Diámetro 14G. Longitud de corte entre 19 y 22 mm.		3.000	21 %	37,485000	MERIT MEDICAL SPAIN, SLU		REF: TT1415 CIP: 100143786082	Oferta no cumple las características técnicas solicitadas, no permite la toma de biopsia de forma automática. Solo permite la toma semiautomática. Esta limitación obliga a avanzar la aguja de forma manual en la lesión, lo que con mucha frecuencia no es posible, aumenta el riesgo de desplazamiento de la misma y aumenta el riesgo de procedimiento fallido. La aguja tiene una forma de sujetarse para la obtención de muestras que impide el abordaje desde múltiples accesos, con distintas posturas de agarre.	-	Excluido por no cumplir prescripciones tecnicas										
	10	SU.PC.SANI.01.03.02.300021		AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO SEMIAUTOMATICO / AUTOMATICO	Aguja para biopsia con sistema de corte con función semiautomática y automática. Longitud de 90 a 110 mm. Diámetro 14G. Longitud de corte entre 19 y 22 mm.		3.000	21 %	37,485000	MERIT MEDICAL SPAIN, SLU		REF: TT1420 CIP: 100143795871	Oferta no cumple las características técnicas solicitadas, no permite la toma de biopsia de forma automática. Solo permite la toma semiautomática. Esta limitación obliga a avanzar la aguja de forma manual en la lesión, lo que con mucha frecuencia no es posible, aumenta el riesgo de desplazamiento de la misma y aumenta el riesgo de procedimiento fallido. La aguja tiene una forma de sujetarse para la obtención de muestras que impide el abordaje desde múltiples accesos, con distintas posturas de agarre.	-	Excluido por no cumplir prescripciones tecnicas										
	10	SU.PC.SANI.01.03.02.300021		AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO SEMIAUTOMATICO / AUTOMATICO	Aguja para biopsia con sistema de corte con función semiautomática y automática. Longitud de 90 a 110 mm. Diámetro 14G. Longitud de corte entre 19 y 22 mm.		3.000	21 %	37,485000	MERIT MEDICAL SPAIN, SLU		REF: TT146 CIP: 100143786385	Oferta no cumple las características técnicas solicitadas, no permite la toma de biopsia de forma automática. Solo permite la toma semiautomática. Esta limitación obliga a avanzar la aguja de forma manual en la lesión, lo que con mucha frecuencia no es posible, aumenta el riesgo de desplazamiento de la misma y aumenta el riesgo de procedimiento fallido. La aguja tiene una forma de sujetarse para la obtención de muestras que impide el abordaje desde múltiples accesos, con distintas posturas de agarre.	-	Excluido por no cumplir prescripciones tecnicas										
	10	SU.PC.SANI.01.03.02.300021		AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO SEMIAUTOMATICO / AUTOMATICO	Aguja para biopsia con sistema de corte con función semiautomática y automática. Longitud de 90 a 110 mm. Diámetro 14G. Longitud de corte entre 19 y 22 mm.		3.000	21 %	37,485000	MERIT MEDICAL SPAIN, SLU		REF: TT1611 CIP: 100143786486	Oferta no cumple las características técnicas solicitadas, no permite la toma de biopsia de forma automática. Solo permite la toma semiautomática. Esta limitación obliga a avanzar la aguja de forma manual en la lesión, lo que con mucha frecuencia no es posible, aumenta el riesgo de desplazamiento de la misma y aumenta el riesgo de procedimiento fallido. La aguja tiene una forma de sujetarse para la obtención de muestras que impide el abordaje desde múltiples accesos, con distintas posturas de agarre.	-	Excluido por no cumplir prescripciones tecnicas										

Agrupación	Lote	Clasificación	GC	Denominacion	PRESCRIPCIONES TÉCNICAS	DISPONIBILIDAD DE USO DE EQUIPOS	Cantidad TOTAL 2 AÑOS	%iva	Precio unitario con IVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos	Precio oferta Iva incluido	Importe Agrupacion lote precio licictación	Importe Agrupacion lote oferta	% bajada	Puntos Oferta Económica	Limite baja anormal	Baja anormal	Plazos de entrega	Puntuación Plazo de entrega	Criterio Medioambiental	Puntuacion criterio medioambiental	PUTUACIÓN TOTAL	Adudicatario propuesto
	10	SU.PC.SANI.01.03.02.300021		AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO SEMIAUTOMATICO / AUTOMATICO	Aguja para biopsia con sistema de corte con función semiautomática y automática. Longitud de 90 a 110 mm. Diámetro 14G. Longitud de corte entre 19 y 22 mm.		3.000	21 %	37,485000	MERIT MEDICAL SPAIN, SLU		REF: TT1615 CIP: 100143786587	Oferta no cumple las características técnicas solicitadas, no permite la toma de biopsia de forma automática. Solo permite la toma semiautomática. Esta limitación obliga a avanzar la aguja de forma manual en la lesión, lo que con mucha frecuencia no es posible, aumenta el riesgo de desplazamiento de la misma y aumenta el riesgo de procedimiento fallido. La aguja tiene una forma de sujetarse para la obtención de muestras que impide el abordaje desde múltiples accesos, con distintas posturas de agarre.	-	Excluido por no cumplir prescripciones tecnicas											
	10	SU.PC.SANI.01.03.02.300021		AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO SEMIAUTOMATICO / AUTOMATICO	Aguja para biopsia con sistema de corte con función semiautomática y automática. Longitud de 90 a 110 mm. Diámetro 14G. Longitud de corte entre 19 y 22 mm.		3.000	21 %	37,485000	MERIT MEDICAL SPAIN, SLU		REF: TT1620 CIP: 100143786688	Oferta no cumple las características técnicas solicitadas, no permite la toma de biopsia de forma automática. Solo permite la toma semiautomática. Esta limitación obliga a avanzar la aguja de forma manual en la lesión, lo que con mucha frecuencia no es posible, aumenta el riesgo de desplazamiento de la misma y aumenta el riesgo de procedimiento fallido. La aguja tiene una forma de sujetarse para la obtención de muestras que impide el abordaje desde múltiples accesos, con distintas posturas de agarre.	-	Excluido por no cumplir prescripciones tecnicas											
	10	SU.PC.SANI.01.03.02.300021		AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO SEMIAUTOMATICO / AUTOMATICO	Aguja para biopsia con sistema de corte con función semiautomática y automática. Longitud de 90 a 110 mm. Diámetro 14G. Longitud de corte entre 19 y 22 mm.		3.000	21 %	37,485000	MERIT MEDICAL SPAIN, SLU		REF: TT166 CIP: 100143786880	Oferta no cumple las características técnicas solicitadas, no permite la toma de biopsia de forma automática. Solo permite la toma semiautomática. Esta limitación obliga a avanzar la aguja de forma manual en la lesión, lo que con mucha frecuencia no es posible, aumenta el riesgo de desplazamiento de la misma y aumenta el riesgo de procedimiento fallido. La aguja tiene una forma de sujetarse para la obtención de muestras que impide el abordaje desde múltiples accesos, con distintas posturas de agarre.	-	Excluido por no cumplir prescripciones tecnicas											
	10	SU.PC.SANI.01.03.02.300021		AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO SEMIAUTOMATICO / AUTOMATICO	Aguja para biopsia con sistema de corte con función semiautomática y automática. Longitud de 90 a 110 mm. Diámetro 14G. Longitud de corte entre 19 y 22 mm.		3.000	21 %	37,485000	MERIT MEDICAL SPAIN, SLU		REF: TT1815 CIP: 100143787092	Oferta no cumple las características técnicas solicitadas, no permite la toma de biopsia de forma automática. Solo permite la toma semiautomática. Esta limitación obliga a avanzar la aguja de forma manual en la lesión, lo que con mucha frecuencia no es posible, aumenta el riesgo de desplazamiento de la misma y aumenta el riesgo de procedimiento fallido. La aguja tiene una forma de sujetarse para la obtención de muestras que impide el abordaje desde múltiples accesos, con distintas posturas de agarre.	-	Excluido por no cumplir prescripciones tecnicas											
	10	SU.PC.SANI.01.03.02.300021		AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO SEMIAUTOMATICO / AUTOMATICO	Aguja para biopsia con sistema de corte con función semiautomática y automática. Longitud de 90 a 110 mm. Diámetro 14G. Longitud de corte entre 19 y 22 mm.		3.000	21 %	37,485000	MERIT MEDICAL SPAIN, SLU		REF: TT1820 CIP: 100143787193	Oferta no cumple las características técnicas solicitadas, no permite la toma de biopsia de forma automática. Solo permite la toma semiautomática. Esta limitación obliga a avanzar la aguja de forma manual en la lesión, lo que con mucha frecuencia no es posible, aumenta el riesgo de desplazamiento de la misma y aumenta el riesgo de procedimiento fallido. La aguja tiene una forma de sujetarse para la obtención de muestras que impide el abordaje desde múltiples accesos, con distintas posturas de agarre.	-	Excluido por no cumplir prescripciones tecnicas											
	10	SU.PC.SANI.01.03.02.300021		AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO SEMIAUTOMATICO / AUTOMATICO	Aguja para biopsia con sistema de corte con función semiautomática y automática. Longitud de 90 a 110 mm. Diámetro 14G. Longitud de corte entre 19 y 22 mm.		3.000	21 %	37,485000	MERIT MEDICAL SPAIN, SLU		REF: TT2015 CIP: 100143796184	Oferta no cumple las características técnicas solicitadas, no permite la toma de biopsia de forma automática. Solo permite la toma semiautomática. Esta limitación obliga a avanzar la aguja de forma manual en la lesión, lo que con mucha frecuencia no es posible, aumenta el riesgo de desplazamiento de la misma y aumenta el riesgo de procedimiento fallido. La aguja tiene una forma de sujetarse para la obtención de muestras que impide el abordaje desde múltiples accesos, con distintas posturas de agarre.	-	Excluido por no cumplir prescripciones tecnicas											

Agrupación	Lote	Clasificación	GC	Denominacion	PRESCRIPCIONES TÉCNICAS	DISPONIBILIDAD DE USO DE EQUIPOS	Cantidad TOTAL 2 AÑOS	%iva	Precio unitario con IVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos	Precio oferta Iva incluido	Importe Agrupacion lote precio licictación	Importe Agrupacion lote oferta	% bajada	Puntos Oferta Económica	Limite baja anormal	Baja anormal	Plazos de entrega	Puntuación Plazo de entrega	Criterio Medioambiental	Puntuacion criterio medioambiental	PUTUACIÓN TOTAL	Adudicatario propuesto
	10	SU.PC.SANI.01.03.02.300021		AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO SEMIAUTOMATICO / AUTOMATICO	Aguja para biopsia con sistema de corte con función semiautomática y automática. Longitud de 90 a 110 mm. Diámetro 14G. Longitud de corte entre 19 y 22 mm.		3.000	21 %	37,485000	MERIT MEDICAL SPAIN, SLU		REF: TT2020 CIP: 10014378597	Oferta no cumple las características técnicas solicitadas, no permite la toma de biopsia de forma automática. Solo permite la toma semiautomática. Esta limitación obliga a avanzar la aguja de forma manual en la lesión, lo que con mucha frecuencia no es posible, aumenta el riesgo de desplazamiento de la misma y aumenta el riesgo de procedimiento fallido. La aguja tiene una forma de sujetarse para la obtención de muestras que impide el abordaje desde múltiples accesos, con distintas posturas de agarre.	-	Excluido por no cumplir prescripciones tecnicas											
	10	SU.PC.SANI.01.03.02.300021		AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO SEMIAUTOMATICO / AUTOMATICO	Aguja para biopsia con sistema de corte con función semiautomática y automática. Longitud de 90 a 110 mm. Diámetro 14G. Longitud de corte entre 19 y 22 mm.		3.000	21 %	37,485000	DISTRIBUCIONES LEVANTINAS SANITARIAS,S.L.		REF:PX14-15 CIP:100155939645	Oferta no cumple las características técnicas solicitadas, no permite la toma de biopsia de forma automática. Solo permite la toma semiautomática. Esta limitación obliga a avanzar la aguja de forma manual en la lesión, lo que con mucha frecuencia no es posible, aumenta el riesgo de desplazamiento de la misma y aumenta el riesgo de procedimiento fallido. La aguja tiene una forma de sujetarse para la obtención de muestras que impide el abordaje desde múltiples accesos, con distintas posturas de agarre.	-	Excluido por no cumplir prescripciones tecnicas											
	10	SU.PC.SANI.01.03.02.300021		AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO SEMIAUTOMATICO / AUTOMATICO	Aguja para biopsia con sistema de corte con función semiautomática y automática. Longitud de 90 a 110 mm. Diámetro 14G. Longitud de corte entre 19 y 22 mm.		3.000	21 %	37,485000	IMEOS, S.L.		REF: EBIPHC14100T	No se valora no dispone de CIP, cuando este es obligatorio según cláusula 1.2.3 del PCAP y 19.5 del Cuadro resumen	-	Excluido por no disponer de CIP											
	10	SU.PC.SANI.01.03.02.300021		AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO SEMIAUTOMATICO / AUTOMATICO	Aguja para biopsia con sistema de corte con función semiautomática y automática. Longitud de 90 a 110 mm. Diámetro 14G. Longitud de corte entre 19 y 22 mm.		3.000	21 %	37,485000	MEDICINA ANALITICA CONSUMIBLES MAC, S.A.		REF: ML-ABG-2020140100 CIP: 100155898924	Oferta apta, la oferta cumple las características técnicas solicitadas, pero no aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, el mecanismo de disparo no es eficaz, con muestras con frecuencia insuficientes. Las muestras son de menor calidad lo que puede originar estudios no diagnósticos. El agarre y el mecanismo de disparo no son ergonómicos, impidiendo en muchas ocasiones el disparo, obligando a elegir agarres y puntos de acceso que pueden no corresponder a la vía mas segura. En cuanto a seguridad de uso y resultados prolongan el procedimiento por lo que disminuye la seguridad para el paciente y aumentan la posibilidad de estudios no diagnósticos. En cuanto a rendimiento puede ocasionar la utilización de mas unidades. Eficacia es óptima.	0	Excluido por no superar umbral mínimo											
	11	SU.PC.SANI.01.03.04.300004	F73010	AGUJA AGUJA / CÁNULA INTRODUCCIÓN MARCADOR RECOLOCABLE- Diámetro de la aguja/cánula:[20-21);Longitud de la aguja/cánula:[90-120);Forma del marcador:Esférico;			640	21 %	40,621350	DISTRIBUCIONES LEVANTINAS SANITARIAS,S.L.		REF:GS20-15 CIP:100155939847	La oferta no cumple el producto ofertado es una aguja de biopsia y el producto solicitado es un arpón para marcaje de lesiones antes de la cirugía.	-	Excluido por no cumplir prescripciones tecnicas											
	11	SU.PC.SANI.01.03.04.300004	F73010	AGUJA AGUJA / CÁNULA INTRODUCCIÓN MARCADOR RECOLOCABLE- Diámetro de la aguja/cánula:[20-21);Longitud de la aguja/cánula:[90-120);Forma del marcador:Esférico;			640	21 %	40,621350	LELEMAN SL		REF: 271464 CIP: 100096491651	La oferta es buena cumple las características técnicas requeridas, En cuanto a facilidad de utilización permite marcar con seguridad las lesiones y su recolocación para correcciones. En cuanto a seguridad de uso y resultados el bisel afilado permite atravesar de forma segura los tejidos y las lesiones. Es seguro para los cirujanos y pacientes. Y rendimiento y eficacia son óptimos consiguiendo el objetivo perseguido.	20	38,68 €			4,78%	15,00	28,434945	NO	Ordinarios 24 - 48 H Urgentes 24 H	15	No aporta documentación en criterio medioambiental para este lote	0	50,00	LELEMAN SL
	12	SU.PC.SANI.01.03.04.300005	F57576	EQ. INTRODUCCIÓN MARCADOR SEMIAUTOMATICO- Diámetro de la aguja/cánula:[9-10);Longitud de la aguja/cánula:[120-150);Forma del marcador:Recto;	Compatible con la aguja EVIVA 0913-20		1.000	21 %	115,742550	BECTON DICKINSON, S.A.U.		REF:SMEV9C CIP:100081702283	La oferta es buena, cumple las prescripciones técnicas requeridas. En cuanto a facilidad de utilización el material ofertado permite la visualización con mamografía de la lesión, el componente reabsorbible disminuye la posibilidad de migración tras su colocación. Seguridad de uso y resultados no dispone de riesgo asociado ni para pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficacia son óptimos consiguiendo el objetivo perseguido.	20	99			14,47%	40,00	80,231250	NO	Ordinario: = o < 72 h Urgente: = o < 48 h	15	Presenta declaración responsable de la propia empresa. Ninguno de los documentos aportados son certificados válidos para acreditar el cumplimiento del criterio	0	75,00	Renuncia por no cumplir prescripciones técnicas

Agrupación	Lote	Clasificación	GC	Denominacion	PRESCRIPCIONES TÉCNICAS	DISPONIBILIDAD DE USO DE EQUIPOS	Cantidad TOTAL 2 AÑOS	%iva	Precio unitario con IVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos	Precio oferta Iva incluido	Importe Agrupacion lote precio licictación	Importe Agrupacion lote oferta	%bajada	Puntos Oferta Económica	Limite baja anormal	Baja anormal	Plazos de entrega	Puntuación Plazo de entrega	Criterio Medioambiental	Puntuacion criterio medioambiental	PUTUACIÓN TOTAL	Adudicatario propuesto
	12	SU.PC.SANI.01.03.04.300005	F57576	EQ. INTRODUCCIÓN MARCADOR SEMIAUTOMATICO-Diámetro de la aguja/cánula:[9-10);Longitud de la aguja/cánula:[120-150);Forma del marcador:Recto;	Compatible con la aguja EVIVA 0913-20		1.000	21 %	115,742550	EMSOR, S.L.		REF: SMARK-EVIVA-13 CIP: 100088230314	La oferta es buena, cumple las prescripciones técnicas , en cuanto a facilidad de utilización el material ofertado permite la visualización con mamografía de la lesión, el componente reabsorbible disminuye la posibilidad de migración tras su colocación. Seguridad de uso y resultados no dispone de riesgo asociado ni para pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficacia son óptimos consiguiendo el objetivo perseguido.	20	114,95			0,68%	0,00		NO	Ordinario: 48 h Urgente: 24 h	15	No aporta documentación	0	35,00	EMSOR, S.L.
	13	SU.PC.SANI.01.03.04.300005		EQ. INTRODUCCIÓN MARCADOR SEMIAUTOMATICO	Diámetro de la aguja [14-15) y longitud de la aguja: [120-150)		600	21 %	127,050000	BECTON DICKINSON, S.A.U.		REF:UCTW17 CIP:100112522499	Oferta es apta, cumple características técnicas solicitadas, pero no presenta ventajas. En cuanto a facilidad de utilización el marcador no es visible en mamografía, por lo que la visualización en ecografía es muy limitada, lo que dificulta la posibilidad de intervencionismo por ecografía guiados por este marcador. No presenta riesgo asociados ni para pacientes ni profesionales. Y su rendimiento y eficacia son adecuados.	0	Excluido por no superar umbral mínimo											
	13	SU.PC.SANI.01.03.04.300005		EQ. INTRODUCCIÓN MARCADOR SEMIAUTOMATICO	Diámetro de la aguja [14-15) y longitud de la aguja: [120-150)		600	21 %	127,050000	LELEMAN SL		REF:4010-02-15-T3 CIP:100069729536	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y presenta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización el marcador tiene un componente de gel que es fácil de visualizar en ecografía y en resonancia. El componente de titanio es fácil de visualizar en mamografía y la capacidad de este material de ser visible en varias técnicas facilita la identificación en las mismas, la colocación de arpones, etc. No presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. Y en rendimiento y eficacia son óptimos, consiguiendo la finalidad perseguida.	20	126,99 €			0,05%	0,00	88,935000	NO	Ordinarios 24 - 48 H Urgentes 24 H	15	No aporta documentación en criterio medioambiental para este lote	0	35,00	LELEMAN SL
	14	SU.PC.SANI.01.03.02.300017	D46617	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO AUTOMATICO-Longitud:[160-200);Diámetro :[18-18];	Sistema de "doble disparador". 2 cm de avance de la aguja. Aguja de corte biselada tipo Tru-cut. Tamaño de muestra igual o mayor a 20 mm.		420	21 %	29,221500	BECTON DICKINSON, S.A.U.		REF:MC1816 CIP:100000069905	Oferta buena, cumple las características técnicas requeridas. En cuanto a facilidad de utilización es muy ergonómica presenta un mango ligero lo que facilita la obtención de la muestra con control del TAC. No presenta riesgos asociados ni para profesionales ni pacientes, pero no trae coaxial incorporado respecto a la oferta de IBERIAN que si lo trae, por lo que habrá que comprarlo de forma independiente. Rendimiento y eficacia son óptimas, cumple con la finalidad perseguida.	20	29,22			0,01%	0,00		NO	Ordinario: ≤72 h Urgente: ≤ 48 h	15	Presenta declaración responsable de la propia empresa. Ninguno de los documentos aportados son certificados válidos para acreditar el cumplimiento del criterio	0	35,00	
	14	SU.PC.SANI.01.03.02.300017	D46617	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO AUTOMATICO-Longitud:[160-200);Diámetro :[18-18];	Sistema de "doble disparador". 2 cm de avance de la aguja. Aguja de corte biselada tipo Tru-cut. Tamaño de muestra igual o mayor a 20 mm.		420	21 %	29,221500	MEDICINA ANALITICA CONSUMIBLES MAC, S.A.		REF: ML-ABG20201802 00 CIP: 100120534024	Oferta apta, la oferta cumple las características técnicas solicitadas, pero no aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, el mecanismo de disparo no es eficaz, con muestras con frecuencia insuficientes. Las muestras son de mucha menor calidad que las de otros productos ofertados, lo que puede originar estudios no diagnósticos. El agarre y el mecanismo de disparo no son ergonómicos, impidiendo en muchas ocasiones el disparo, obligando a elegir agarres y puntos de acceso que pueden no corresponder a la via mas segura. En cuanto a seguridad de uso y resultados prolongan el procedimiento por lo que disminuye la seguridad para el paciente y aumentan la posibilidad de estudios no diagnósticos. En cuanto a rendimiento puede ocasionar la utilización de mas unidades. Eficacia es optima.	0	Excluido por no superar umbral mínimo											
	14	SU.PC.SANI.01.03.02.300017	D46617	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO AUTOMATICO-Longitud:[160-200);Diámetro :[18-18];	Sistema de "doble disparador". 2 cm de avance de la aguja. Aguja de corte biselada tipo Tru-cut. Tamaño de muestra igual o mayor a 20 mm.		420	21 %	29,221500	IBERIAN CARE 2016 S.L.		REF: ABN-1816C CIP: 100155896308	Oferta muy buena, cumple prescripciones técnicas. En cuanto a facilidad de utilización no presenta dificultades para su uso es ergonómico y dispone de un mango ligero. En cuanto a seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales y además dispone de un coaxial incorporado lo que no requiere de su compra independiente a diferencia de otras ofertas. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo el objetivo perseguido.	40	27,23664			6,79%	21,00		NO	Ordinario: ≤ 72 h Urgente: ≤ 24 h	15	Presenta declaración responsable de la propia empresa y la empresa de embalaje presenta certificado SGS Harta Packaging Industries, FSC Chain- of-Custody, válido para acreditar el criterio. En su alcance refleja especificamente FSC Chain- of-Custody y se encuentra en vigor	5	81,00	IBERIAN CARE 2016 S.L.
	14	SU.PC.SANI.01.03.02.300017	D46617	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO AUTOMATICO-Longitud:[160-200);Diámetro :[18-18];	Sistema de "doble disparador". 2 cm de avance de la aguja. Aguja de corte biselada tipo Tru-cut. Tamaño de muestra igual o mayor a 20 mm.		420	21 %	29,221500	IMEOS, S.L.	BASE	REF: TYQ1820	No se valora no dispone de CIP, cuando este es obligatorio según cláusula 1.2.3 del PCAP y 19.5 del Cuadro resumen	-	Excluido por no disponer de CIP					20,164160							

Agrupación	Lote	Clasificación	GC	Denominacion	PRESCRIPCIONES TÉCNICAS	DISPONIBILIDAD DE USO DE EQUIPOS	Cantidad TOTAL 2 AÑOS	%iva	Precio unitario con IVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos	Precio oferta Iva incluido	Importe Agrupacion lote precio licictación	Importe Agrupacion lote oferta	%bajada	Puntos Oferta Económica	Limite baja anormal	Baja anormal	Plazos de entrega	Puntuación Plazo de entrega	Criterio Medioambiental	Puntuación criterio medioambiental	PUTUACIÓN TOTAL	Adudicatario propuesto
	14	SU.PC.SANI.01.03.02.300017	D46617	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO AUTOMATICO-Longitud:[160-200);Diámetro :[18-18];	Sistema de "doble disparador". 2 cm de avance de la aguja. Aguja de corte biselada tipo Tru-cut. Tamaño de muestra igual o mayor a 20 mm.		420	21 %	29,221500	IMEOS, S.L.	VAR	REF: 1504182031	No se valora no dispone de CIP, cuando este es obligatorio según cláusula 1.2.3 del PCAP y 19.5 del Cuadro resumen	-	Excluido por no disponer de CIP											
	14	SU.PC.SANI.01.03.02.300017	D46617	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO AUTOMATICO-Longitud:[160-200);Diámetro :[18-18];	Sistema de "doble disparador". 2 cm de avance de la aguja. Aguja de corte biselada tipo Tru-cut. Tamaño de muestra igual o mayor a 20 mm.		420	21 %	29,221500	MERMAID MEDICAL IBERIA, S.L.		REF: ABN-1816 CIP: 100155295732	Oferta buena, cumple las características técnicas requeridas. En cuanto a facilidad de utilización es muy ergonómica presenta un mango ligero lo que facilita la obtención de la muestra con control del TAC. No presenta riesgos asociados ni para profesionales ni pacientes, pero no trae coaxial incorporado respecto a la oferta de IBERIAN que si lo trae, por lo que habrá que comprarlo de forma independiente. Rendimiento y eficacia son óptimas, cumple con la finalidad perseguida.	20	24,2			17,18%	40,00		NO	Ordinario: 48 h Urgente: 24 h	15	No aporta documentación	0	75,00	
	14	SU.PC.SANI.01.03.02.300017	D46617	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO AUTOMATICO-Longitud:[160-200);Diámetro :[18-18];	Sistema de "doble disparador". 2 cm de avance de la aguja. Aguja de corte biselada tipo Tru-cut. Tamaño de muestra igual o mayor a 20 mm.		420	21 %	29,221500	IZASA HOSPITAL, S.L.U.		REF: MU18160-00 CIP: 100144231189	Oferta apta, la oferta cumple las características técnicas solicitadas, pero no aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, el mecanismo de carga tiene unas alas que puede dificultar el procedimiento de la biopsia, porque choca con la superficie del paciente según la angulación de abordaje, haciendo menos ergonñomico. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficacia son óptimas	0	Excluido por no superar umbral mínimo											
	15	SU.PC.SANI.01.03.02.300021	F60355	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO SEMIAUTOMATICO / AUTOMATICO-Longitud:[40-120);Diámetro :[18-18];Longitud de corte:[11-11];	Sistema de "doble disparador". 2 cm de avance de la aguja. Aguja de corte biselada tipo Tru-cut		240	21 %	46,315500	BECTON DICKINSON, S.A.U.		REF:MQ1810 CIP:100112403992	Oferta buena, cumple las características técnicas requeridas. En cuanto a facilidad de utilización es muy ergonómica presenta un mango muy ligero lo que facilita la obtención de la muestra con control del TAC. No presenta riesgos asociados ni para profesionales ni pacientes. Rendimiento y eficacia son óptimas consiguiendo una muestra de calidad y cantidad.	20	36,3			21,62%	38,92		NO	Ordinario: ≤72 h Urgente: ≤ 48 h	15	Presenta declaración responsable de la propia empresa. Ninguno de los documentos aportados son certificados válidos para acreditar el cumplimiento del criterio	0	73,92	
	15	SU.PC.SANI.01.03.02.300021	F60355	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO SEMIAUTOMATICO / AUTOMATICO-Longitud:[40-120);Diámetro :[18-18];Longitud de corte:[11-11];	Sistema de "doble disparador". 2 cm de avance de la aguja. Aguja de corte biselada tipo Tru-cut		240	21 %	46,315500	DISTRIBUCIONES LEVANTINAS SANITARIAS,S.L.		REF:GS18-15 CIP:100155930059	Oferta no cumple las características técnicas solicitadas, no permite la toma de biopsia de forma automática. Solo permite la toma semiautomática. Esta limitación obliga a avanzar la aguja de forma manual en la lesión, lo que con mucha frecuencia no es posible, aumenta el riesgo de desplazamiento de la misma y aumenta el riesgo de procedimiento fallido. La aguja tiene una forma de sujetarse para la obtención de muestras que impide el abordaje desde múltiples accesos, con distintas posturas de agarre.	-	Excluido por no cumplir prescripciones tecnicas											
	15	SU.PC.SANI.01.03.02.300021	F60355	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO SEMIAUTOMATICO / AUTOMATICO-Longitud:[40-120);Diámetro :[18-18];Longitud de corte:[11-11];	Sistema de "doble disparador". 2 cm de avance de la aguja. Aguja de corte biselada tipo Tru-cut		240	21 %	46,315500	IBERIAN CARE 2016 S.L.		REF: SBN-1810C CIP:100155906410	Oferta no cumple las características técnicas solicitadas, no permite la toma de biopsia de forma automática. Solo permite la toma semiautomática. Esta limitación obliga a avanzar la aguja de forma manual en la lesión, lo que con mucha frecuencia no es posible, aumenta el riesgo de desplazamiento de la misma y aumenta el riesgo de procedimiento fallido. La aguja tiene una forma de sujetarse para la obtención de muestras que impide el abordaje desde múltiples accesos, con distintas posturas de agarre.	-	Excluido por no cumplir prescripciones tecnicas											
	15	SU.PC.SANI.01.03.02.300021	F60355	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO SEMIAUTOMATICO / AUTOMATICO-Longitud:[40-120);Diámetro :[18-18];Longitud de corte:[11-11];	Sistema de "doble disparador". 2 cm de avance de la aguja. Aguja de corte biselada tipo Tru-cut		240	21 %	46,315500	IMEOS, S.L.		REF: MBN-18-10-C CIP: 100146485944	Oferta buena, cumple las características técnicas requeridas. En cuanto a facilidad de utilización es menos ergonómica que la oferta presentada por Becton porque dispone de un mango muy pesado lo que puede dificultar la obtención de la muestra con control del TAC. No presenta riesgos asociados ni para profesionales ni pacientes. Rendimiento y eficacia son óptimas.	20	35,09			24,24%	40,00	28,872500	NO	24-48 H	15	No aporta documentación	0	75,00	IMEOS, S.L.
	15	SU.PC.SANI.01.03.02.300021	F60355	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO SEMIAUTOMATICO / AUTOMATICO-Longitud:[40-120);Diámetro :[18-18];Longitud de corte:[11-11];	Sistema de "doble disparador". 2 cm de avance de la aguja. Aguja de corte biselada tipo Tru-cut		240	21 %	46,315500	LELEMAN SL		REF: ACE-180751 CIP: 100004916267	Oferta buena, cumple las características técnicas requeridas. En cuanto a facilidad de utilización es menos ergonómica que la oferta presentada por Becton presenta un mango muy pesado lo que puede dificultar la obtención de la muestra con control del TAC. No presenta riesgos asociados ni para profesionales ni pacientes. Rendimiento y eficacia son óptimas.	20	44,1			4,78%	15,00		NO	Ordinarios 24 - 48 H Urgentes 24 H	15	Presenta declaración responsable y certificado ISO 14001:2015 en gestión ambiental. Este certificado no presenta en su alcance el uso del plástico biodegradable en la fabricación de los envases ni que el papel/cartón de los embalajes sumnistrados sea reciclado.	0	50,00	

Agrupación	Lote	Clasificación	GC	Denominacion	PRESCRIPCIONES TÉCNICAS	DISPONIBILIDAD DE USO DE EQUIPOS	Cantidad TOTAL 2 AÑOS	%iva	Precio unitario con IVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos	Precio oferta Iva incluido	Importe Agrupacion lote precio licictación	Importe Agrupacion lote oferta	%bajada	Puntos Oferta Económica	Limite baja anormal	Baja anormal	Plazos de entrega	Puntuación Plazo de entrega	Criterio Medioambiental	Puntuacion criterio medioambiental	PUTUACIÓN TOTAL	Adudicatario propuesto
	15	SU.PC.SANI.01.03.02.300021	F60355	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO SEMIAUTOMATICO / AUTOMATICO-Longitud:[40-120];Diámetro :[18-18];Longitud de corte:[11-11];	Sistema de "doble disparador". 2 cm de avance de la aguja. Aguja de corte biselada tipo Tru-cut		240	21 %	46,315500	MEDICINA ANALITICA CONSUMIBLES MAC, S.A.		REF: ML-ABG-2030180100 CIP: 1001558991396	Oferta apta, la oferta cumple las características técnicas solicitadas, pero no aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, el mecanismo de disparo no es eficaz, con muestras con frecuencia insuficientes. Las muestras pueden ser de menor calidad , lo que puede originar estudios no diagnósticos. El agarre y el mecanismo de disparo no son ergonómicos, impidiendo en muchas ocasiones el disparo, obligando a elegir agarres y puntos de acceso que pueden no corresponder a la vía mas segura. En cuanto a seguridad de uso y resultados prolongan el procedimiento por lo que disminuye la seguridad para el paciente y aumentan la posibilidad de estudios no diagnósticos. En cuanto a rendimiento puede ocasionar la utilización de mas unidades. Eficacia es óptima.	0	Excluido por no superar umbral mínimo										
	16	SU.PC.SANI.01.03.02.510000		EQUIPO BIOPSIA TRANSYUGULAR DE HIGADO / RENAL	Aguja de corte biselada tipo Quick Core de 2 cm. Cánula de refuerzo incorporada de 14GDiámetro de la aguja de biopsia:[19-19];Longitud de la aguja de biopsia:[0-80];		30	21 %	759,670065				DESIERTO													
	17	SU.PC.SANI.01.03.02.300017	D46613	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO AUTOMATICO-Longitud:[160-200];Diámetro :[16-16];	Sistema de "doble disparador". 2 cm de avance de la aguja. Aguja de corte biselada tipo Tru-cut		300	21 %	29,221500	BECTON DICKINSON, S.A.U.		REF:MC1616 CIP:100000070118	Oferta buena, cumple las características técnicas requeridas. En cuanto a facilidad de utilización es muy ergonómica presenta un mango ligero lo que facilita la obtención de la muestra con control del TAC. No presenta riesgos asociados ni para profesionales ni pacientes, pero no trae coaxial incorporado respecto a la oferta de IBERIAN que si lo trae, por lo que habrá que comprarlo de forma independiente. Rendimiento y eficacia son óptimas, cumple con la finalidad perseguida.	20	29,22			0,01%	0,00		NO	Ordinario: ≤72 h Urgente: ≤ 48 h	15	Presenta declaración responsable de la propia empresa. Ninguno de los documentos aportados son certificados válidos para acreditar el cumplimiento del criterio	0	35,00	
	17	SU.PC.SANI.01.03.02.300017	D46613	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO AUTOMATICO-Longitud:[160-200];Diámetro :[16-16];	Sistema de "doble disparador". 2 cm de avance de la aguja. Aguja de corte biselada tipo Tru-cut		300	21 %	29,221500	IBERIAN CARE 2016 S.L.		REF: ABN-1616C CIP: 100155896409	Oferta muy buena, cumple prescripciones técnicas. En cuanto a facilidad de utilización no presenta dificultades para su uso es ergonómico y dispone de un mango ligero. En cuanto a seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales y además dispone de un coaxial incorporado lo que no requiere de su compra independiente. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo el objetivo perseguido.	40	27,23664			6,79%	21,00		NO	Ordinario: ≤ 72 h Urgente: ≤ 24 h	15	Presenta declaración responsable de la propia empresa y la empresa de embalaje presenta certificado SGS Harta Packaging Industries, FSC Chain- of-Custody, válido para acreditar el criterio. En su alcance refleja especificamente FSC Chain- of-Custody y se encuentra en vigor	5	81,00	IBERIAN CARE 2016 S.L.
	17	SU.PC.SANI.01.03.02.300017	D46613	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO AUTOMATICO-Longitud:[160-200];Diámetro :[16-16];	Sistema de "doble disparador". 2 cm de avance de la aguja. Aguja de corte biselada tipo Tru-cut		300	21 %	29,221500	IMEOS, S.L.	BASE	REF: TYQ1820	No se valora no dispone de CIP, cuando este es obligatorio según cláusula 1.2.3 del PCAP y 19.5 del Cuadro resumen	-	Excluido por no disponer de CIP													
	17	SU.PC.SANI.01.03.02.300017	D46613	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO AUTOMATICO-Longitud:[160-200];Diámetro :[16-16];	Sistema de "doble disparador". 2 cm de avance de la aguja. Aguja de corte biselada tipo Tru-cut		300	21 %	29,221500	IMEOS, S.L.	VAR	REF: 1504182031	No se valora no dispone de CIP, cuando este es obligatorio según cláusula 1.2.3 del PCAP y 19.5 del Cuadro resumen	-	Excluido por no disponer de CIP													
	17	SU.PC.SANI.01.03.02.300017	D46613	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO AUTOMATICO-Longitud:[160-200];Diámetro :[16-16];	Sistema de "doble disparador". 2 cm de avance de la aguja. Aguja de corte biselada tipo Tru-cut		300	21 %	29,221500	MEDICINA ANALITICA CONSUMIBLES MAC, S.A.		REF:ML-ABG-2020-160200 CIP: 10011551360 3	Oferta apta, la oferta cumple las características técnicas solicitadas, pero no aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, el mecanismo de disparo no es eficaz, con muestras con frecuencia insuficientes. Las muestras pueden ser de menor calidad, lo que puede originar estudios no diagnósticos. El agarre y el mecanismo de disparo no son ergonómicos, impidiendo en muchas ocasiones el disparo, obligando a elegir agarres y puntos de acceso que pueden no corresponder a la vía mas segura. En cuanto a seguridad de uso y resultados prolongan el procedimiento por lo que disminuye la seguridad para el paciente y aumenta la posibilidad de estudios no diagnósticos. En cuanto a rendimiento puede ocasionar la utilización de mas unidades. Eficacia es óptima.	0	Excluido por no superar umbral mínimo				20,164160							

Código:	6hWMS622PFIRMA3P7lGWq/Bj6J9E0Y	**Fecha**	17/05/2023
Firmado Por	MARIA DEL VALLE GARCIA SANCHEZ		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	**Página**	26/39

Agrupación	Lote	Clasificación	GC	Denominacion	PRESCRIPCIONES TÉCNICAS	DISPONIBILIDAD DE USO DE EQUIPOS	Cantidad TOTAL 2 AÑOS	%iva	Precio unitario con IVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos	Precio oferta Iva incluido	Importe Agrupacion lote precio licictación	Importe Agrupacion lote oferta	%bajada	Puntos Oferta Económica	Limite baja anormal	Baja anormal	Plazos de entrega	Puntuación Plazo de entrega	Criterio Medioambiental	Puntuacion criterio medioambiental	PUTUACIÓN TOTAL	Adudicatario propuesto
	17	SU.PC.SANI.01.03.02.300017	D46613	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO AUTOMATICO-Longitud:[160-200);Diámetro :[16-16];	Sistema de "doble disparador". 2 cm de avance de la aguja. Aguja de corte biselada tipo Tru-cut		300	21 %	29,221500	MERMAID MEDICAL IBERIA, S.L.		REF: ABN-1616 CIP: 10015528593 3	Oferta buena, cumple las características técnicas requeridas. En cuanto a facilidad de utilización es muy ergonómica presenta un mango ligero lo que facilita la obtención de la muestra con control del TAC. No presenta riesgos asociados ni para profesionales ni pacientes, pero no trae coaxial incorporado respecto a la oferta de IBERIAN que si lo trae, por lo que habrá que comprarlo de forma independiente. Rendimiento y eficacia son óptimas, cumple con la finalidad perseguida.	20	24,2			17,18%	40,00		NO	Ordinario: 48 h Urgente: 24 h	15	No aporta documentación	0	75,00	
	17	SU.PC.SANI.01.03.02.300017	D46613	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO AUTOMATICO-Longitud:[160-200);Diámetro :[16-16];	Sistema de "doble disparador". 2 cm de avance de la aguja. Aguja de corte biselada tipo Tru-cut		300	21 %	29,221500	IZASA HOSPITAL, S.L.U.		REF: MU16160-00 CIP: 10014423097 7	Oferta apta, la oferta cumple las características técnicas solicitadas, pero no aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, el mecanismo de carga tiene unas alas que puede dificultar el procedimiento de la biopsia, porque choca con la superficie del paciente según la angulación de abordaje. Seguridad de uso y resultados es óptima. Y rendimiento y eficacia son óptimas	0	Excluido por no superar umbral mínimo												
	18	SU.PC.SANI.01.03.02.300017	B39580	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO AUTOMATICO-Longitud:[40-120);Diámetro :[16-16];	Sistema de "doble disparador". 2 cm de avance de la aguja. Aguja de corte biselada tipo Tru-cut		230	21 %	29,221500	BECTON DICKINSON, S.A.U.		REF:MC1610 CIP:1000000 70219	Oferta buena, cumple las características técnicas requeridas. En cuanto en facilidad de utilización es muy ergonómica presenta un mango ligero lo que facilita la obtención de la muestra con control del TAC. No presenta riesgos asociados ni para profesionales ni pacientes. Rendimiento y eficacia son óptimas, cumple con la finalidad perseguida.	20	29,22			0,01%	0,00		NO	Ordinario: 48 h Urgente: 24 h	15	Presenta declaración responsable de la propia empresa. Ninguno de los documentos aportados son certificados válidos para acreditar el cumplimiento del criterio	0	35,00	
	18	SU.PC.SANI.01.03.02.300017	B39580	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO AUTOMATICO-Longitud:[40-120);Diámetro :[16-16];	Sistema de "doble disparador". 2 cm de avance de la aguja. Aguja de corte biselada tipo Tru-cut		230	21 %	29,221500	IMEOS, S.L.	BASE	REF: TYQ1820	No se valora no dispone de CIP, cuando este es obligatorio según cláusula 1.2.3 del PCAP y 19.5 del Cuadro resumen	-	Excluido por no disponer de CIP												
	18	SU.PC.SANI.01.03.02.300017	B39580	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO AUTOMATICO-Longitud:[40-120);Diámetro :[16-16];	Sistema de "doble disparador". 2 cm de avance de la aguja. Aguja de corte biselada tipo Tru-cut		230	21 %	29,221500	IMEOS, S.L.	VAR	REF: 1504182031	No se valora no dispone de CIP, cuando este es obligatorio según cláusula 1.2.3 del PCAP y 19.5 del Cuadro resumen	-	Excluido por no disponer de CIP												
	18	SU.PC.SANI.01.03.02.300017	B39580	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO AUTOMATICO-Longitud:[40-120);Diámetro :[16-16];	Sistema de "doble disparador". 2 cm de avance de la aguja. Aguja de corte biselada tipo Tru-cut		230	21 %	29,221500	MEDICINA ANALITICA CONSUMIBLES MAC, S.A.		REF: ML-ABG-2040-160100 CIP: 10015589923 7	Oferta apta, la oferta cumple las características técnicas solicitadas, pero no aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, el mecanismo de disparo no es eficaz, con muestras con frecuencia insuficientes. Las muestras son de mucha menor calidad que las de otros productos ofertados, lo que puede originar estudios no diagnósticos. El agarre y el mecanismo de disparo no son ergonómicos, impidiendo en muchas ocasiones el disparo, obligando a elegir agarres y puntos de acceso que pueden no corresponder a la vía mas segura. En cuanto a seguridad de uso y resultados prolongan el procedimiento por lo que disminuye la seguridad para el paciente y aumentan la posibilidad de estudios no diagnósticos. En cuanto a rendimiento puede ocasionar la utilización de mas unidades. Eficacia es óptima.	0	Excluido por no superar umbral mínimo				19,405000							
	18	SU.PC.SANI.01.03.02.300017	B39580	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO AUTOMATICO-Longitud:[40-120);Diámetro :[16-16];	Sistema de "doble disparador". 2 cm de avance de la aguja. Aguja de corte biselada tipo Tru-cut		230	21 %	29,221500	MERMAID MEDICAL IBERIA, S.L.	BASE	REF: ABN-1610 CIP: 10015529614 6	Oferta buena, cumple las características técnicas requeridas. En cuanto en facilidad de utilización es muy ergonómica presenta un mango ligero lo que facilita la obtención de la muestra con control del TAC. No presenta riesgos asociados ni para profesionales ni pacientes. Rendimiento y eficacia son óptimas, cumple con la finalidad perseguida.	20	24,2			17,18%	40,00		NO	Ordinario: 48 h Urgente: 24 h	15	No aporta documentación	0	75,00	MERMAID MEDICAL IBERIA, S.L.
	18	SU.PC.SANI.01.03.02.300017	B39580	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO AUTOMATICO-Longitud:[40-120);Diámetro :[16-16];	Sistema de "doble disparador". 2 cm de avance de la aguja. Aguja de corte biselada tipo Tru-cut		230	21 %	29,221500	MERMAID MEDICAL IBERIA, S.L.	VAR	REF: ABN-1608 CIP: 10015529604 5	Oferta buena, cumple las características técnicas requeridas. En cuanto en facilidad de utilización es muy ergonómica presenta un mango ligero lo que facilita la obtención de la muestra con control del TAC. No presenta riesgos asociados ni para profesionales ni pacientes. Rendimiento y eficacia son óptimas, cumple con la finalidad perseguida.	20	24,2			17,18%	40,00		NO	Ordinario: 48 h Urgente: 24 h	15	No aporta documentación	0	75,00	
	18	SU.PC.SANI.01.03.02.300017	B39580	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO AUTOMATICO-Longitud:[40-120);Diámetro :[16-16];	Sistema de "doble disparador". 2 cm de avance de la aguja. Aguja de corte biselada tipo Tru-cut		230	21 %	29,221500	IZASA HOSPITAL, S.L.U.		REF: MU16100-00 CIP: 10014423067 4	Oferta apta, la oferta cumple las características técnicas solicitadas, pero no aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, el mecanismo de carga tiene unas alas que puede dificultar el procedimiento de la biopsia, porque choca con la superficie del paciente según la angulación de abordaje, haciendo menos ergonñomico. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficacia son óptimas	0	Excluido por no superar umbral mínimo												

Agrupación	Lote	Clasificación	GC	Denominacion	PRESCRIPCIONES TÉCNICAS	DISPONIBILIDAD DE USO DE EQUIPOS	Cantidad TOTAL 2 AÑOS	%iva	Precio unitario con IVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos	Precio oferta Iva incluido	Importe Agrupacion lote precio licictación	Importe Agrupacion lote oferta	%bajada	Puntos Oferta Económica	Límite baja anormal	Baja anormal	Plazos de entrega	Puntuación Plazo de entrega	Criterio Medioambiental	Puntuación criterio medioambiental	PUTUACIÓN TOTAL	Adudicatario propuesto
	19	SU.PC.SANI.01.03.02.300017	B44904	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO AUTOMATICO-Longitud:[40-120];Diámetro :[18-18];	Sistema de "doble disparador". 2 cm de avance de la aguja. Aguja de corte biselada tipo Tru-cut		280	21 %	29,221500	BECTON DICKINSON, S.A.U.		REF:MC1810 CIP:100000069602	Oferta buena, cumple las características técnicas requeridas. En cuanto a facilidad de utilización es muy ergonómica presenta un mango ligero lo que facilita la obtención de la muestra con control del TAC. No presenta riesgos asociados ni para profesionales ni pacientes, pero no trae coaxial incorporado respecto a la oferta de IBERIAN que si lo trae, por lo que habrá que comprarlo de forma independiente. Rendimiento y eficacia son óptimas, cumple con la finalidad perseguida.	20	29,22			0,01%	0,00	19,660620	NO	Ordinario: 48 h Urgente: 24 h	15	Presenta declaración responsable de la propia empresa. Ninguno de los documentos aportados son certificados válidos para acreditar el cumplimiento del criterio	0	35,00	
	19	SU.PC.SANI.01.03.02.300017	B44904	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO AUTOMATICO-Longitud:[40-120];Diámetro :[18-18];	Sistema de "doble disparador". 2 cm de avance de la aguja. Aguja de corte biselada tipo Tru-cut		280	21 %	29,221500	IBERIAN CARE 2016 S.L.		REF: ABN-1810C CIP: 100155896500	Oferta muy buena, cumple prescripciones técnicas. En cuanto a facilidad de utilización no presenta dificultades para su uso es ergonómico y dispone de un mango ligero. En cuanto a seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales y además dispone de un coaxial incorporado lo que no requiere de su compra independiente. Rendimiento y eficacia son óptimos consiguiendo el objetivo perseguido.	40	27,23664			6,79%	21,00		NO	Ordinario: 48 h Urgente: 24 h	15	Presenta declaración responsable de la propia empresa y la empresa de embalaje presenta certificado SGS Harta Packaging Industries, FSC Chain- of-Custody, válido para acreditar el criterio. En su alcance refleja especificamente FSC Chain- of-Custody y se encuentra en vigor	5	81,00	IBERIAN CARE 2016 S.L.
	19	SU.PC.SANI.01.03.02.300017	B44904	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO AUTOMATICO-Longitud:[40-120];Diámetro :[18-18];	Sistema de "doble disparador". 2 cm de avance de la aguja. Aguja de corte biselada tipo Tru-cut		280	21 %	29,221500	IMEOS, S.L.	BASE	REF: TYQ1820	No se valora no dispone de CIP, cuando este es obligatorio según cláusula 1.2.3 del PCAP y 19.5 del Cuadro resumen	-	Excluido por no disponer de CIP												
	19	SU.PC.SANI.01.03.02.300017	B44904	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO AUTOMATICO-Longitud:[40-120];Diámetro :[18-18];	Sistema de "doble disparador". 2 cm de avance de la aguja. Aguja de corte biselada tipo Tru-cut		280	21 %	29,221500	IMEOS, S.L.	VAR	REF: 1504182031	No se valora no dispone de CIP, cuando este es obligatorio según cláusula 1.2.3 del PCAP y 19.5 del Cuadro resumen	-	Excluido por no disponer de CIP												
	19	SU.PC.SANI.01.03.02.300017	B44904	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO AUTOMATICO-Longitud:[40-120];Diámetro :[18-18];	Sistema de "doble disparador". 2 cm de avance de la aguja. Aguja de corte biselada tipo Tru-cut		280	21 %	29,221500	MEDICINA ANALITICA CONSUMIBLES MAC, S.A.		REF: ML-ABG-2020-180100 CIP: 100089700463	Oferta apta, la oferta cumple las caracteristicas técnicas solicitadas, pero no aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, el mecanismo de disparo no es eficaz, con muestras con frecuencia insuficientes. Las muestras pueden ser de menor calidad, lo que puede originar estudios no diagnósticos. El agarre y el mecanismo de disparo no son ergonómicos, impidiendo en muchas ocasiones el disparo, obligando a elegir agarres y puntos de acceso que pueden no corresponder a la vía mas segura. En cuanto a seguridad de uso y resultados prolongan el procedimiento por lo que disminuye la seguridad para el paciente y aumentan la posibilidad de estudios no diagnósticos. En cuanto a rendimiento puede ocasionar la utilización de mas unidades. Eficacia es óptima.	0	Excluido por no superar umbral mínimo												
	19	SU.PC.SANI.01.03.02.300017	B44904	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO AUTOMATICO-Longitud:[40-120];Diámetro :[18-18];	Sistema de "doble disparador". 2 cm de avance de la aguja. Aguja de corte biselada tipo Tru-cut		280	21 %	29,221500	MERMAID MEDICAL IBERIA, S.L.	BASE	REF: ABN-1810 CIP: 100155286145	Oferta buena, cumple las características técnicas requeridas. En cuanto en facilidad de utilización es muy ergonómica presenta un mango ligero lo que facilita la obtención de la muestra con control del TAC. No presenta riesgos asociados ni para profesionales ni pacientes, pero no trae coaxial incorporado respecto a la oferta de IBERIAN que si lo trae, por lo que habrá que comprarlo de forma independiente. Rendimiento y eficacia son óptimas, cumple con la finalidad perseguida.	20	24,2			17,18%	40,00		NO	Ordinario: 48 h Urgente: 24 h	15	No aporta documentación	0	75,00	
	19	SU.PC.SANI.01.03.02.300017	B44904	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO AUTOMATICO-Longitud:[40-120];Diámetro :[18-18];	Sistema de "doble disparador". 2 cm de avance de la aguja. Aguja de corte biselada tipo Tru-cut		280	21 %	29,221500	MERMAID MEDICAL IBERIA, S.L.	VAR	REF: ABN-1808 CIP: 100155286044	Oferta buena, cumple las características técnicas requeridas. En cuanto en facilidad de utilización es muy ergonómica presenta un mango ligero lo que facilita la obtención de la muestra con control del TAC. No presenta riesgos asociados ni para profesionales ni pacientes, pero no trae coaxial incorporado respecto a la oferta de IBERIAN que si lo trae, por lo que habrá que comprarlo de forma independiente. Rendimiento y eficacia son óptimas, cumple con la finalidad perseguida.	20	24,2			17,18%	40,00		NO	Ordinario: 48 h Urgente: 24 h	15	No aporta documentación	0	75,00	
	19	SU.PC.SANI.01.03.02.300017	B44904	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO AUTOMATICO-Longitud:[40-120];Diámetro :[18-18];	Sistema de "doble disparador". 2 cm de avance de la aguja. Aguja de corte biselada tipo Tru-cut		280	21 %	29,221500	IZASA HOSPITAL, S.L.U.		REF: MU18100-00 CIP: 100144246332	Oferta apta, la oferta cumple las características técnicas solicitadas, pero no aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, el mecanismo de carga tiene unas alas que puede dificultar el procedimiento de la biopsia, porque choca con la superficie del paciente según la angulación de abordaje, haciendo menos ergonñomico. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficacia son óptimas	0	Excluido por no superar umbral mínimo												

Agrupación	Lote	Clasificación	GC	Denominacion	PRESCRIPCIONES TÉCNICAS	DISPONIBILIDAD DE USO DE EQUIPOS	Cantidad TOTAL 2 AÑOS	%iva	Precio unitario con IVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos	Precio oferta Iva incluido	Importe Agrupacion lote precio licictación	Importe Agrupacion lote oferta	%bajada	Puntos Oferta Económica	Limite baja anormal	Baja anormal	Plazos de entrega	Puntuación Plazo de entrega	Criterio Medioambiental	Puntuacion criterio medioambiental	PUTUACIÓN TOTAL	Adudicatario propuesto
	20	SU.PC.SANI.01.03.02.300017	F21729	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO AUTOMATICO-Longitud:[250-300);Diámetro :[18-18];	Desechable: de un solo uso. No con mango reutilizable		1.400	21 %	29,221500	BECTON DICKINSON, S.A.U.		REF:MC1825 CIP:100006668153	Oferta buena, la oferta cumple las prescripciones técnicas solicitadas, aportando ventjas destacables. En cuanto a facilidad de utilización la pistola es cómoda y muy ergonómica se puede utilizar con una sola mano., pero el peso del dispositivo en la mano dificulta la obtención de la muestra, por lo que pierde certeza y precisión en el corte con el disparo. Obteniendo muestras a veces insuficientes para su analisis. En cuanto a seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para pacientes ni profesionales. Su rendimiento y eficacia es óptimo consiguiendo la finalidad perseguida.	20	29,22			0,01%	0,00	20,160000	NO	Ordinario: 48 h Urgente: 24 h	15	Presenta declaración responsable de la propia empresa. Ninguno de los documentos aportados son certificados válidos para acreditar el cumplimiento del criterio	0	35,00	
	20	SU.PC.SANI.01.03.02.300017	F21729	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO AUTOMATICO-Longitud:[250-300);Diámetro :[18-18];	Desechable: de un solo uso. No con mango reutilizable		1.400	21 %	29,221500	IMEOS, S.L.		REF: TYQ1825	No se valora no dispone de CIP, cuando este es obligatorio según clásula 1.2.3 del PCAP y 19.5 del Cuadro resumen	-	Excluido por no disponer de CIP											
	20	SU.PC.SANI.01.03.02.300017	F21729	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO AUTOMATICO-Longitud:[250-300);Diámetro :[18-18];	Desechable: de un solo uso. No con mango reutilizable		1.400	21 %	29,221500	LELEMAN SL		REF: PRM-182502 CIP: 100127145496	Oferta buena, cumple las prescripciones técnicas aportando ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización el dispositivo es ergonómico en la mano, pero a la hora de la obteción de la muestra es incómoda pues la dureza de los botones y el peso de la misma dificulta la obtención y precision a la hora del disparo y de obtención de la muestra. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para profesionales ni pacientes. Su rendimiento y eficacia son óptimos consiguiendo la finalidad perseguida.	20	27,22			6,85%	21,00		NO	Ordinario: 48 h Urgente: 24 h	15	Presenta declaración responsable y certificado ISO 14001:2015 en gestión ambiental. Este certificado no presenta en su alcance el uso del plástico biodegradable en la fabricación de los envases ni que el papel/cartón de los embalajes sumnistrados sea reciclado.	0	56,00	
	20	SU.PC.SANI.01.03.02.300017	F21729	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO AUTOMATICO-Longitud:[250-300);Diámetro :[18-18];	Desechable: de un solo uso. No con mango reutilizable		1.400	21 %	29,221500	MEDICINA ANALITICA CONSUMIBLES MAC, S.A.		REF: ML-ABG204018025 0 CIP: 1001155238 06	Oferta apta, cumple las característica técnicas solicitadas, considerando que no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización el dispositivo no es nada intuitivo en su utilización, los botones de carga y disparo estan muy duros y hay que realizar fuerza para la obteción de muestra por lo que puede distorcionar el punto de obtención de muestras ya que no da precisión en el disparo y puede ocasionar dolor al paciente. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para paciente ni profesionales. En cuanto al rendimiento puede que sea necesario la utilizacion de mas de una unidad para la finalidad perseguida. La eficacia es adecuada.	0	Excluido por no superar umbral mínimo											
	20	SU.PC.SANI.01.03.02.300017	F21729	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO AUTOMATICO-Longitud:[250-300);Diámetro :[18-18];	Desechable: de un solo uso. No con mango reutilizable		1.400	21 %	29,221500	MERMAID MEDICAL IBERIA, S.L.		REF: ABN-1825 CIP: 100155296348	Oferta muy buena, cumple las características técnicas solicitadas y presenta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización presenta un diseño muy ergonómico facilitando su manejo, que lo hace muy cómodo ya que permite un mayor control y minimiza el movimiento de la aguja durante el guiado por imagen. Su carga es en dos tiempos y con poco esfuerzo y permitiendo manejarlo con una sola mano. En cuanto a seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni para profesionales. Su rendimiento es adecuado consiguiendo muestra suficiente con una sola unidad, y su eficacia es adecuada asegurando la consecución de una muestra de alta calidad sin comprometer en la potencia del disparo con una alta precisión.	40	24,2			17,18%	40,00		NO	Ordinario: 48 h Urgente: 24 h	15	No aporta documentación	0	95,00	MERMAID MEDICAL IBERIA, S.L.
	20	SU.PC.SANI.01.03.02.300017	F21729	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO AUTOMATICO-Longitud:[250-300);Diámetro :[18-18];	Desechable: de un solo uso. No con mango reutilizable		1.400	21 %	29,221500	IZASA HOSPITAL, S.L.U.		REF: MU18250-00 CIP:100144231381	Oferta apta, cumple las característica técnicas solicitadas, considerando que no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización el dispositivo no es nada intuitivo en su utilización, presenta dificultad en la carga y en disparo, en el momento de obtener la muestra no se consigue realizar ninguna captura de tejido, por lo que hay que realizar varios intentos para su obtención, ademas la muestra obtenida no es idónea al ser escasa y de poca calidad . Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para paciente ni profesionales. En cuanto al rendimiento puede que sea necesario la utilizacion de mas de una unidad para la finalidad perseguida. La eficacia es adecuada.	0	Excluido por no superar umbral mínimo											

Agrupación	Lote	Clasificación	GC	Denominacion	PRESCRIPCIONES TÉCNICAS	DISPONIBILIDAD DE USO DE EQUIPOS	Cantidad TOTAL 2 AÑOS	%iva	Precio unitario con IVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos	Precio oferta Iva incluido	Importe Agrupacion lote precio licictación	Importe Agrupacion lote oferta	%bajada	Puntos Oferta Económica	Limite baja anormal	Baja anormal	Plazos de entrega	Puntuación Plazo de entrega	Criterio Medioambiental	Puntuación criterio medioambiental	PUTUACIÓN TOTAL	Adudicatario propuesto
	21	SU.PC.SANI.01.03.02.300018	B55521	AGUJA BIOPSIA PARA PISTOLA AUTOMATICA-Longitud:[200-250];Diámetro :[16-16];	Desechable: de un solo uso. No con mango reutilizable		100	21 %	24,774750	BECTON DICKINSON, S.A.U.		REF:MN1620 CIP:1000000 67884	Oferta buena, cumple las prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización la pistola es cómoda de usar con una mano pero el peso del dispositivo dificulta la obtención de la muestra, a pesar del diseño ergonómico. La situacion del botón de disparo en la parte de arriba de la pistola facilita realizarlo con una sola mano y darle precisión en el corte obteniendo muestra suficiente. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia son óptimos consiguiendo el fin perseguido.	20	24,56			0,87%	0,00	17,342325	NO	Ordinario: ≤72 h Urgente: ≤ 48 h	15	Presenta declaración responsable de la propia empresa. Ninguno de los documentos aportados son certificados válidos para acreditar el cumplimiento del criterio	0	35,00	BECTON DICKINSON, S.A.U.
	21	SU.PC.SANI.01.03.02.300018	B55521	AGUJA BIOPSIA PARA PISTOLA AUTOMATICA-Longitud:[200-250];Diámetro :[16-16];	Desechable: de un solo uso. No con mango reutilizable		100	21 %	24,774750	GRIFOLS MOVACO, S.A.		REF: 287510 CIP: 10013537330 6	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas pero no presenta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización la psitola no es muy cómoda de utilizar con una sola mano, pues el peso del dispositivo dificulta la obtención de la muestra, además la situación del boton de disparo en la parte trasera de la pistola dificulta la certeza y precision del corte pudiendo obtener muestras insuficientes para su análisis. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia son óptimos.	0	Excluido por no superar umbral mínimo											
	21	SU.PC.SANI.01.03.02.300018	B55521	AGUJA BIOPSIA PARA PISTOLA AUTOMATICA-Longitud:[200-250];Diámetro :[16-16];	Desechable: de un solo uso. No con mango reutilizable		100	21 %	24,774750	MEDICINA ANALITICA CONSUMIBLES MAC, S.A.		REF: ML-ABG2020160 200 CIP: 10015591570 4	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas pero no presenta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización la pistola no es cómoda y pues requiere ser utilizada con dos manos, lo que la hace menos ergonómica y dificulta la certeza y precisión del corte y la obtención de la muestra pudiendo ser insuficiente. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para profesionales ni pacientes. Rendimiento y eficacia son óptimos.	0	Excluido por no superar umbral mínimo											
	22	SU.PC.SANI.01.03.02.300018	B40096	AGUJA BIOPSIA PARA PISTOLA AUTOMATICA-Longitud:[200-250];Diámetro :[18-18];	Desechable: de un solo uso. No con mango reutilizable		460	21 %	24,774750	BECTON DICKINSON, S.A.U.		REF:MN1820 CIP:1000000 68197	Oferta buena, cumple las prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización la pistola es cómoda de usar con una mano pero el peso del dispositivo dificulta la obtención de la muestra, a pesar del diseño ergonómico. La situacion del botón de disparo en la parte de arriba de la pistola facilita realizarlo con una sola mano y darle precisión en el corte obteniendo muestra suficiente. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia son óptimos consiguiendo el fin perseguido.	20	24,56			0,87%	0,00	17,342325	NO	Ordinario: ≤72 h Urgente: ≤ 48 h	15	Presenta declaración responsable de la propia empresa. Ninguno de los documentos aportados son certificados válidos para acreditar el cumplimiento del criterio	0	35,00	BECTON DICKINSON, S.A.U.
	22	SU.PC.SANI.01.03.02.300018	B40096	AGUJA BIOPSIA PARA PISTOLA AUTOMATICA-Longitud:[200-250];Diámetro :[18-18];	Desechable: de un solo uso. No con mango reutilizable		460	21 %	24,774750	GRIFOLS MOVACO, S.A.		REF: 287505 CIP: 10013537299 2	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas pero no presenta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización la psitola no es muy cómoda de utilizar con una sola mano, pues el peso del dispositivo dificulta la obtención de la muestra, además la situación del boton de disparo en la parte trasera de la pistola dificulta la certeza y precision del corte pudiendo obtener muestras insuficientes para su análisis. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia son óptimos.	0	Excluido por no superar umbral mínimo											
	22	SU.PC.SANI.01.03.02.300018	B40096	AGUJA BIOPSIA PARA PISTOLA AUTOMATICA-Longitud:[200-250];Diámetro :[18-18];	Desechable: de un solo uso. No con mango reutilizable		460	21 %	24,774750	IMEOS, S.L.		REF: 1504182031	No se valora no dispone de CIP, cuando este es obligatorio según clásula 1.2.3 del PCAP y 19.5 del Cuadro resumen	-	Excluido por no disponer de CIP											
	22	SU.PC.SANI.01.03.02.300018	B40096	AGUJA BIOPSIA PARA PISTOLA AUTOMATICA-Longitud:[200-250];Diámetro :[18-18];	Desechable: de un solo uso. No con mango reutilizable		460	21 %	24,774750	MEDICINA ANALITICA CONSUMIBLES MAC, S.A.		REF: ML-ABG-2040-180200 CIP: 10015591580 5	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas pero no presenta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización la pistola no es cómoda y pues requiere ser utilizada con dos manos, lo que la hace menos ergonómica y dificulta la certeza y precisión del corte y la obtención de la muestra pudiendo ser insuficiente. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para profesionales ni pacientes. Rendimiento y eficacia son óptimos.	0	Excluido por no superar umbral mínimo											
	23	SU.PC.SANI.01.03.16.105000	B38102	CATETER ARTERIA PULMONAR + PRESION AD + GASTO CARDIACO-LONGITUD:[100-150];DIAMETRO :[7-7];			400	21 %	27,442800	EDWARDS LIFESCIENCES, S.L.		REF: 131F7P CIP: 10010003162 0	Oferta buen, cumple las características técnicas requeridas y presenta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, y rendimiento y eficacia. Se ajusta adecuadamente a la necesidad asistencial a la que va destinado	20	90,75	Excluido por superar importe de licitación										

Agrupación	Lote	Clasificación	GC	Denominacion	PRESCRIPCIONES TÉCNICAS	DISPONIBILIDAD DE USO DE EQUIPOS	Cantidad TOTAL 2 AÑOS	%iva	Precio unitario con IVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos	Precio oferta Iva incluido	Importe Agrupacion lote precio licictación	Importe Agrupacion lote oferta	%bajada	Puntos Oferta Económica	Limite baja anormal	Baja anormal	Plazos de entrega	Puntuación Plazo de entrega	Criterio Medioambiental	Puntuacion criterio medioambiental	PUTUACIÓN TOTAL	Adudicatario propuesto
	24	SU.PC.SANI.01.03.19.100005	D46890	EQ. CATETER BALON DE CONTRAPULSACION-DIAMETRO :[7.5-7.5];CAPACIDAD DEL BALON:[40-45);	Capacidad el balon 40. Compatible con equipo datascope y arrow		40	21 %	800,415000				DESIERTO														
	25	SU.PC.SANI.01.03.20.201000		EQ. CATETER PERICARDIOCENTESIS / adultos	Sistema de fácil penetración en el pericardio		120	21 %	203,280000				DESIERTO														
	26	SU.PC.SANI.01.03.21.100001	B47420	CATETER ESTIMULACION BIPOLAR TEMPORAL/con balón-LONGITUD:[100-125];Diámetro:[4-4];			50	21 %	206,903277	BECTON DICKINSON, S.A.U.		REF:006172P CIP:100001281241	Oferta buen, cumple las características técnicas requeridas y presenta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, y rendimiento y eficacia. Se ajusta adecuadamente a la necesidad asistencial a la que va destinado	20	196,02			5,26%	18,00	105,133875	NO	Ordinario: ≤72 h Urgente: ≤ 48 h	15	Presenta declaración responsable de la propia empresa. Ninguno de los documentos aportados son certificados válidos para acreditar el cumplimiento del criterio	0	53,00	
	26	SU.PC.SANI.01.03.21.100001	B47420	CATETER ESTIMULACION BIPOLAR TEMPORAL/con balón-LONGITUD:[100-125];Diámetro:[4-4];			50	21 %	206,903277	KLUTER MEDICAL S.L.		REF: ESB1 CIP: 100086952506	Oferta buen, cumple las características técnicas requeridas y presenta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, y rendimiento y eficacia. Se ajusta adecuadamente a la necesidad asistencial a la que va destinado	20	84,337			59,24%	40,00		SI	24 horas	15	No aporta documentación	0	75,00	KLUTER MEDICAL S.L.
	27	SU.PC.SANI.01.03.21.100001	B42065	CATETER ESTIMULACION BIPOLAR TEMPORAL/con balón-LONGITUD:[100-125];Diámetro:[5-5];			400	21 %	88,236225	KLUTER MEDICAL S.L.		REF: ESB2 CIP: 100086950889	Oferta buen, cumple las características técnicas requeridas y presenta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, y rendimiento y eficacia. Se ajusta adecuadamente a la necesidad asistencial a la que va destinado	20	84,337			4,42%	15,00	61,765358	NO	24 horas	15	No aporta documentación	0	50,00	KLUTER MEDICAL S.L.
	28	SU.PC.SANI.01.03.21.200000		CATETER DE ESTIMULACION BIPOLAR TEMPORAL REFORZADO	LONGITUD:[100-125];Diámetro:[5-5];		40	21 %	254,100000	BECTON DICKINSON, S.A.U.		REF:007150P CIP:100003731490	Oferta buen, cumple las características técnicas requeridas y presenta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, y rendimiento y eficacia. Se ajusta adecuadamente a la necesidad asistencial a la que va destinado	20	242			4,76%	15,00	177,870000	NO	Ordinario: ≤72 h Urgente: ≤ 48 h	15	Presenta declaración responsable de la propia empresa. Ninguno de los documentos aportados son certificados válidos para acreditar el cumplimiento del criterio	0	50,00	BECTON DICKINSON, S.A.U.
	29	SU.PC.SANI.01.03.21.200000		CATETER DE ESTIMULACION BIPOLAR TEMPORAL REFORZADO	LONGITUD:[100-125];Diámetro:[6-6];		100	21 %	254,100000	BECTON DICKINSON, S.A.U.		REF:007152P CIP:100003731692	Oferta buen, cumple las características técnicas requeridas y presenta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, y rendimiento y eficacia. Se ajusta adecuadamente a la necesidad asistencial a la que va destinado	20	242			4,76%	15,00	177,870000	NO	Ordinario: ≤72 h Urgente: ≤ 48 h	15	Presenta declaración responsable de la propia empresa. Ninguno de los documentos aportados son certificados válidos para acreditar el cumplimiento del criterio	0	50,00	BECTON DICKINSON, S.A.U.
	30	SU.PC.SANI.01.03.03.100000		AGUJA ASPIRACIÓN MEDULA ÓSEA ESTERNAL O ILIACA LONGITUD VARIABLE	Diámetro de la aguja 16. longitud de entre 8 y 45 mm. Debe disponer de guía y de seguro a la hora de introducir la guía		200	21 %	13,467300	AMEVISA, S.A		REF:BI1625/90 CIP:100007194965	Oferta muy buena, cumple las característica técnicas requeridas y presenta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización la extracción de la guía es muy fácil pues no presenta a penas resistencia por lo que favorece la agilidad del procedimiento y evita dolor al paciente. En seguridad y resultados no presenta riesgo asociados a pacientes y profesionales. Rendimiento y eficacia son óptimos.	40	9,6195			28,57%	40,00		NO	Ordinario: 48 h Urgente: 24 h	15	Presenta declaración responsable de la empresa y certificado válido SGS cadena de custodia PEFC y bosques certificados pero está caducado	0	95,00	AMEVISA, S.A
	30	SU.PC.SANI.01.03.03.100000		AGUJA ASPIRACIÓN MEDULA ÓSEA ESTERNAL O ILIACA LONGITUD VARIABLE	Diámetro de la aguja 16. longitud de entre 8 y 45 mm. Debe disponer de guía y de seguro a la hora de introducir la guía		200	21 %	13,467300	IMEOS, S.L.	BASE	REF: MALB1630-2	No se valora no dispone de CIP, cuando este es obligatorio según cláusula 1.2.3 del PCAP y 19.5 del Cuadro resumen	-	Excluido por no disponer de CIP													
	30	SU.PC.SANI.01.03.03.100000		AGUJA ASPIRACIÓN MEDULA ÓSEA ESTERNAL O ILIACA LONGITUD VARIABLE	Diámetro de la aguja 16. longitud de entre 8 y 45 mm. Debe disponer de guía y de seguro a la hora de introducir la guía		200	21 %	13,467300	KLUTER MEDICAL S.L.		REF: ST 16-47 CIP: 100136515240	Oferta buena, cumple las característica técnicas requeridas y presenta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización la extracción de la guía es mas dura que la oferta de Amevisa presenta algo de resistencia por lo que puede dificultar la agilidad del procedimiento y producir mas dolor al paciente. En seguridad y resultados no presenta riesgo asociados a pacientes y profesionales. Rendimiento y eficacia son óptimos.	20	9,6558			28,30%	39,91	7,228238	NO	24 horas	15	No aporta documentación	0	74,91	
	30	SU.PC.SANI.01.03.03.100000		AGUJA ASPIRACIÓN MEDULA ÓSEA ESTERNAL O ILIACA LONGITUD VARIABLE	Diámetro de la aguja 16. longitud de entre 8 y 45 mm. Debe disponer de guía y de seguro a la hora de introducir la guía		200	21 %	13,467300	IMEOS, S.L.	VAR	REF: BNST16-40	No se valora no dispone de CIP, cuando este es obligatorio según cláusula 1.2.3 del PCAP y 19.5 del Cuadro resumen	-	Excluido por no disponer de CIP													
	30	SU.PC.SANI.01.03.03.100000		AGUJA ASPIRACIÓN MEDULA ÓSEA ESTERNAL O ILIACA LONGITUD VARIABLE	Diámetro de la aguja 16. longitud de entre 8 y 45 mm. Debe disponer de guía y de seguro a la hora de introducir la guía		200	21 %	13,467300	MEDICINA ANALITICA CONSUMIBLES MAC, S.A.		REF: ML-BOY108016075 CIP: 100155925907	Oferta apta, cumple características técnicas en cuanto a facilidad de uso el mecanismo para su realización es mas laborioso porque tiene un sistema de cierre que incluye giro y esto puede ser lesivo para los pacientes y ralentizar el procedimiento. No dispone de riesgos asociados a pacientes y profesionales. Y el rendimiento y eficacia es adecuado.	0	Excluido por no superar umbral mínimo												

Agrupación	Lote	Clasificación	GC	Denominacion	PRESCRIPCIONES TÉCNICAS	DISPONIBILIDAD DE USO DE EQUIPOS	Cantidad TOTAL 2 AÑOS	%iva	Precio unitario con IVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos	Precio oferta Iva incluido	Importe Agrupacion lote precio licictación	Importe Agrupacion lote oferta	%bajada	Puntos Oferta Económica	Limite baja anormal	Baja anormal	Plazos de entrega	Puntuación Plazo de entrega	Criterio Medioambiental	Puntuacion criterio medioambiental	PUTUACIÓN TOTAL	Adudicatario propuesto
	31	SU.PC.SANI.01.03.03.100002		AGUJA ASPIRACIÓN MEDULA ÓSEA ESTERNAL O ILIACA	Diámetro de la aguja 15. Longitud de a guja 23, 43 y 60 mm. 45. Debe disponer de guía y de seguro a la hora de introducir la guía		1.300	21 %	10,164000	AMEVISA, S.A		REF:BI1525/90 CIP:1000066 02298	Oferta buena, cumple las característica técnicas requeridas y presenta ventajas destacables.En cuanto a facilidad de utilización el sistema giratorio de introducción y retracción de la aguja en el paciente es mas suave que las otras ofertas, lo que hace la técnica sea mas ágil y menos dolorosa para el paciente. Seguridad de uso y resultados no dispone de riesgos asociados. Rendimiento y eficacia son óptimos.	20	9,6195			5,36%	18,00	7,114800	NO	Ordinario: 48 h Urgente: 24 h	15	Presenta declaración responsable de la empresa y certificado válido SGS cadena de custodia PEFC y bosques certificados pero está caducado	0	53,00	AMEVISA, S.A
	31	SU.PC.SANI.01.03.03.100002		AGUJA ASPIRACIÓN MEDULA ÓSEA ESTERNAL O ILIACA	Diámetro de la aguja 15. Longitud de a guja 23, 43 y 60 mm. 45. Debe disponer de guía y de seguro a la hora de introducir la guía		1.300	21 %	10,164000	IMEOS, S.L.		REF: TPSR1845-2	No se valora no dispone de CIP, cuando este es obligatorio según cláusula 1.2.3 del PCAP y 19.5 del Cuadro resumen	-	Excluido por no disponer de CIP												
	31	SU.PC.SANI.01.03.03.100002		AGUJA ASPIRACIÓN MEDULA ÓSEA ESTERNAL O ILIACA	Diámetro de la aguja 15. Longitud de a guja 23, 43 y 60 mm. 45. Debe disponer de guía y de seguro a la hora de introducir la guía		1.300	21 %	10,164000	KLUTER MEDICAL S.L.		REF: ST 15-47 CIP: 10014674628 3	Oferta apta, cumple las características técnicas solicitadas, no aporta ventajas. En cuanto a facilidad de utilización el sistema giratorio de introducción y retracción de la aguja en el paciente ofrece resistencia, lo que hace que se ralentice la técnica y sea mas dolorosa para el paciente. Seguridad de uso y resultados no dispone de riesgos asociados. Rendimiento y eficacia es adecuado.	0	Excluido por no superar umbral mínimo											
	31	SU.PC.SANI.01.03.03.100002		AGUJA ASPIRACIÓN MEDULA ÓSEA ESTERNAL O ILIACA	Diámetro de la aguja 15. Longitud de a guja 23, 43 y 60 mm. 45. Debe disponer de guía y de seguro a la hora de introducir la guía		1.300	21 %	10,164000	LELEMAN SL		REF: RN1525 CIP: 10000614668 6	Oferta apta, cumple las características técnicas solicitadas, no aporta ventajas. En cuanto a facilidad de utilización el sistema giratorio de introducción y retracción de la aguja en el paciente ofrece resistencia, lo que hace que se ralentice la técnica y sea mas dolorosa para el paciente. Seguridad de uso y resultados no dispone de riesgos asociados. Rendimiento y eficacia es adecuado.	0	Excluido por no superar umbral mínimo											
	31	SU.PC.SANI.01.03.03.100002		AGUJA ASPIRACIÓN MEDULA ÓSEA ESTERNAL O ILIACA	Diámetro de la aguja 15. Longitud de a guja 23, 43 y 60 mm. 45. Debe disponer de guía y de seguro a la hora de introducir la guía		1.300	21 %	10,164000	LELEMAN SL		ref.: RN1540 CIP: 10000614719 1	Oferta apta, cumple las características técnicas solicitadas, no aporta ventajas. En cuanto a facilidad de utilización el sistema giratorio de introducción y retracción de la aguja en el paciente ofrece resistencia, lo que hace que se ralentice la técnica y sea mas dolorosa para el paciente. Seguridad de uso y resultados no dispone de riesgos asociados. Rendimiento y eficacia es adecuado.	0	Excluido por no superar umbral mínimo											
	31	SU.PC.SANI.01.03.03.100002		AGUJA ASPIRACIÓN MEDULA ÓSEA ESTERNAL O ILIACA	Diámetro de la aguja 15. Longitud de a guja 23, 43 y 60 mm. 45. Debe disponer de guía y de seguro a la hora de introducir la guía		1.300	21 %	10,164000	LELEMAN SL		ref.: RN1555 CIP: 10000614709 0	Oferta apta, cumple las características técnicas solicitadas, no aporta ventajas. En cuanto a facilidad de utilización el sistema giratorio de introducción y retracción de la aguja en el paciente ofrece resistencia, lo que hace que se ralentice la técnica y sea mas dolorosa para el paciente. Seguridad de uso y resultados no dispone de riesgos asociados. Rendimiento y eficacia es adecuado.	0	Excluido por no superar umbral mínimo											
	31	SU.PC.SANI.01.03.03.100002		AGUJA ASPIRACIÓN MEDULA ÓSEA ESTERNAL O ILIACA	Diámetro de la aguja 15. Longitud de a guja 23, 43 y 60 mm. 45. Debe disponer de guía y de seguro a la hora de introducir la guía		1.300	21 %	10,164000	MEDICINA ANALITICA CONSUMIBLES MAC, S.A.		ref.: ML-BOW1070150068 CIP: 10014000641 5	Oferta apta, cumple características técnicas en cuanto a facilidad de uso el mecanismo para su realización es mas laborioso porque tiene un sistema de cierre que incluye giro y esto puede ser lesivo para los pacientes y ralentiza el procedimiento. No dispone de riesgos asociados a pacientes y profesionales. Y el rendimiento y eficacia es adecuado.	0	Excluido por no superar umbral mínimo											
	32	SU.PC.SANI.01.03.03.100002		AGUJA ASPIRACIÓN MEDULA ÓSEA ESTERNAL O ILIACA	Diámetro de la aguja 18. Longitud de la aguja mayor o igual a 5mm y menor o igual a 30mm. 45. Debe disponer de guía y de seguro a la hora de introducir la guía		200	21 %	11,307450	AMEVISA, S.A		REF:BI1825/90 CIP:1001559 07723	Oferta buena, cumple las característica técnicas requeridas y presenta ventajas destacables.En cuanto a facilidad de utilización el sistema giratorio de introducción y retracción de la aguja en el paciente es mas suave que las otras ofertas, lo que hace la técnica sea mas ágil y menos dolorosa para el paciente. Seguridad de uso y resultados no dispone de riesgos asociados. Rendimiento y eficacia es adecuado.	20	9,6195			14,93%	40,00	7,915215	NO	Ordinario: 48 h Urgente: 24 h	15	Presenta declaración responsable de la empresa y certificado válido SGS cadena de custodia PEFC y bosques certificados pero está caducado	0	75,00	AMEVISA, S.A

Agrupación	Lote	Clasificación	GC	Denominacion	PRESCRIPCIONES TÉCNICAS	DISPONIBILIDAD DE USO DE EQUIPOS	Cantidad TOTAL 2 AÑOS	%iva	Precio unitario con IVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos	Precio oferta Iva incluido	Importe Agrupacion lote precio licitación	Importe Agrupacion lote oferta	% bajada	Puntos Oferta Económica	Limite baja anormal	Baja anormal	Plazos de entrega	Puntuación Plazo de entrega	Criterio Medioambiental	Puntuacion criterio medioambiental	PUTUACIÓN TOTAL	Adudicatario propuesto
	32	SU.PC.SANI.01.03.03.100002		AGUJA ASPIRACIÓN MEDULA ÓSEA ESTERNAL O ILIACA	Diámetro de la aguja 18. Longitud de la aguja mayor o igual a 5mm y menor o igual a 30mm. 45. Debe disponer de guía y de seguro a la hora de introducir la guía		200	21 %	11,307450	IMEOS, S.L.		ref.: MALB1225-2	No se valora no dispone de CIP, cuando este es obligatorio según cláusula 1.2.3 del PCAP y 19.5 del Cuadro resumen	-	Excluido por no disponer de CIP										
	32	SU.PC.SANI.01.03.03.100002		AGUJA ASPIRACIÓN MEDULA ÓSEA ESTERNAL O ILIACA	Diámetro de la aguja 18. Longitud de la aguja mayor o igual a 5mm y menor o igual a 30mm. 45. Debe disponer de guía y de seguro a la hora de introducir la guía		200	21 %	11,307450	KLUTER MEDICAL S.L.		ref.: ST18-30 CIP: 100134813056	Oferta apta, cumple las características técnicas solicitadas, no aporta ventajas. En cuanto a facilidad de utilización el sistema giratorio de introducción y retracción de la aguja en el paciente ofrece resistencia, lo que hace que se ralentice la técnica y sea mas dolorosa para el paciente. Seguridad de uso y resultados no dispone de riesgos asociados. Rendimiento y eficacia es adecuado.	0	Excluido por no superar umbral mínimo										
	32	SU.PC.SANI.01.03.03.100002		AGUJA ASPIRACIÓN MEDULA ÓSEA ESTERNAL O ILIACA	Diámetro de la aguja 18. Longitud de la aguja mayor o igual a 5mm y menor o igual a 30mm. 45. Debe disponer de guía y de seguro a la hora de introducir la guía		200	21 %	11,307450	LELEMAN SL		ref.: RN1825 CIP: 100006144969	Oferta apta, cumple las características técnicas solicitadas, no aporta ventajas. En cuanto a facilidad de utilización el sistema giratorio de introducción y retracción de la aguja en el paciente ofrece resistencia, lo que hace que se ralentice la técnica y sea mas dolorosa para el paciente. Seguridad de uso y resultados no dispone de riesgos asociados. Rendimiento y eficacia son óptimos.	0	Excluido por no superar umbral mínimo										
	32	SU.PC.SANI.01.03.03.100002		AGUJA ASPIRACIÓN MEDULA ÓSEA ESTERNAL O ILIACA	Diámetro de la aguja 18. Longitud de la aguja mayor o igual a 5mm y menor o igual a 30mm. 45. Debe disponer de guía y de seguro a la hora de introducir la guía		200	21 %	11,307450	LELEMAN SL		ref.: RN1840 CIP: 100119704333	Oferta apta, cumple las características técnicas solicitadas, no aporta ventajas. En cuanto a facilidad de utilización el sistema giratorio de introducción y retracción de la aguja en el paciente ofrece resistencia, lo que hace que se ralentice la técnica y sea mas dolorosa para el paciente. Seguridad de uso y resultados no dispone de riesgos asociados. Rendimiento y eficacia son óptimos.	0	Excluido por no superar umbral mínimo										
	32	SU.PC.SANI.01.03.03.100002		AGUJA ASPIRACIÓN MEDULA ÓSEA ESTERNAL O ILIACA	Diámetro de la aguja 18. Longitud de la aguja mayor o igual a 5mm y menor o igual a 30mm. 45. Debe disponer de guía y de seguro a la hora de introducir la guía		200	21 %	11,307450	LELEMAN SL		ref.: RN1855 CIP: 100006145171	Oferta apta, cumple las características técnicas solicitadas, no aporta ventajas. En cuanto a facilidad de utilización el sistema giratorio de introducción y retracción de la aguja en el paciente ofrece resistencia, lo que hace que se ralentice la técnica y sea mas dolorosa para el paciente. Seguridad de uso y resultados no dispone de riesgos asociados. Rendimiento y eficacia son óptimos.	0	Excluido por no superar umbral mínimo										
	33	SU.PC.SANI.01.03.03.200000	F20879	EQUIPO DE BIOPSIA ÓSEA-Diámetro de la aguja de biopsia:[11-11];Longitud de la aguja:[100-120);			100	21 %	20,963250	AMEVISA, S.A		REF:HM111000 CIP:100116094369	Oferta muy buena, cumple características técnicas y presenta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización es fácil de usar, ligera lo que ayuda a tener mayor precisión en la biopsia y no presenta resistencia en cuanto al manejo de las guías por lo que es mas precisa. No presenta riesgos asociados a pacientes ni profesionales. Y en rendimiento y eficacia son óptimos.	40	19,3358			7,76%	24,00		NO	Ordinario: 48 h Urgente: 24 h	15	Presenta declaración responsable de la empresa y certificado válido SGS cadena de custodia PEFC y bosques certificados pero está caducado	0	79,00	
	33	SU.PC.SANI.01.03.03.200000	F20879	EQUIPO DE BIOPSIA ÓSEA-Diámetro de la aguja de biopsia:[11-11];Longitud de la aguja:[100-120);			100	21 %	20,963250	AMEVISA, S.A		REF:OBLT1110 CIP:100080365379	Oferta muy buena, cumple características técnicas y presenta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización es fácil de usar, ligera lo que ayuda a tener mayor precisión en la biopsia y no presenta resistencia en cuanto al manejo de las guías por lo que es mas precisa. No presenta riesgos asociados a pacientes ni profesionales. Y en rendimiento y eficacia son óptimos.	40	18,755			10,53%	40,00		NO	Ordinario: 48 h Urgente: 24 h	15	Presenta declaración responsable de la empresa y certificado válido SGS cadena de custodia PEFC y bosques certificados pero está caducado	0	95,00	AMEVISA, S.A

Agrupación	Lote	Clasificación	GC	Denominacion	PRESCRIPCIONES TÉCNICAS	DISPONIBILIDAD DE USO DE EQUIPOS	Cantidad TOTAL 2 AÑOS	%iva	Precio unitario con IVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos	Precio oferta Iva incluido	Importe Agrupacion lote precio licictación	Importe Agrupacion lote oferta	%bajada	Puntos Oferta Económica	Limite baja anormal	Baja anormal	Plazos de entrega	Puntuación Plazo de entrega	Criterio Medioambiental	Puntuación criterio medioambiental	PUTUACIÓN TOTAL	Adudicatario propuesto
	33	SU.PC.SANI.01.03.03.200000	F20879	EQUIPO DE BIOPSIA ÓSEA-Diámetro de la aguja de biopsia:[11-11];Longitud de la aguja:[100-120);			100	21 %	20,963250	DISTRIBUCIONES LEVANTINAS SANITARIAS,S.L.		ref.: CS11-10 CIP: 100155940151	Oferta apta, cumple características técnicas solicitadas, pero no presenta ventajas. En cuanto a facilidad de uso y resultados es mas pesada por lo que dificulta su manejo, presenta mas resistencia en la realización de la técnica por lo que puede ser menos precisa. No presenta riesgos asociados ni para pacientes y profesionales. Y el rendimiento y eficacia es adecuado.	0	Excluido por no superar umbral mínimo					14,665200							
	33	SU.PC.SANI.01.03.03.200000	F20879	EQUIPO DE BIOPSIA ÓSEA-Diámetro de la aguja de biopsia:[11-11];Longitud de la aguja:[100-120);			100	21 %	20,963250	IMEOS, S.L.		ref.: BNBT011-10	No se valora no dispone de CIP, cuando este es obligatorio según cláusula 1.2.3 del PCAP y 19.5 del Cuadro resumen	-	Excluido por no disponer de CIP												
	33	SU.PC.SANI.01.03.03.200000	F20879	EQUIPO DE BIOPSIA ÓSEA-Diámetro de la aguja de biopsia:[11-11];Longitud de la aguja:[100-120);			100	21 %	20,963250	LELEMAN SL		ref.: ULSEC1110C CIP: 100120305314	Oferta buena, cumple características técnicas y presenta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización es fácil de usar, menos ligera que las ofertas de AMEVISA lo que puede disminuir la precisión en la biopsia y presenta cierta resistencia en cuanto al manejo de las guías por lo que puede ser menos precisa. No presenta riesgos asociados a pacientes ni profesionales. Y en rendimiento y eficacia son óptimos.	20	20,57			1,88%	6,00		NO	Ordinarios 24 - 48 H Urgentes 24 H	15	No aporta documentación en criterio medioambiental para este lote	0	41,00	
	33	SU.PC.SANI.01.03.03.200000	F20879	EQUIPO DE BIOPSIA ÓSEA-Diámetro de la aguja de biopsia:[11-11];Longitud de la aguja:[100-120);			100	21 %	20,963250	MEDICINA ANALITICA CONSUMIBLES MAC, S.A.		ref.: ML-BOW-1060110100 CIP: 100155926210	Oferta apta, cumple características técnicas solicitadas, pero no presenta ventajas. En cuanto a facilidad de uso y resultados es mas pesada por lo que dificulta su manejo, presenta mas resistencia en la realización de la técnica por lo que puede ser menos precisa. No presenta riesgos asociados ni para pacientes y profesionales. Y el rendimiento y eficacia es adecuado.	0	Excluido por no superar umbral mínimo												
	34	SU.PC.SANI.01.03.03.200000	F22967	EQUIPO DE BIOPSIA ÓSEA-Diámetro de la aguja de biopsia:[11-11];Longitud de la aguja:[150-225];			30	21 %	25,410000	DISTRIBUCIONES LEVANTINAS SANITARIAS,S.L.		ref.: CS11-15 CIP: 100155940353	Oferta apta, cumple características técnicas solicitadas, pero no presenta ventajas. En cuanto a facilidad de uso y resultados es mas pesada por lo que dificulta su manejo, presenta mas resistencia en la realización de la técnica por lo que puede ser menos precisa. No presenta riesgos asociados ni para pacientes y profesionales. Y el rendimiento y eficacia es adecuado.	0	Excluido por no superar umbral mínimo												
	34	SU.PC.SANI.01.03.03.200000	F22967	EQUIPO DE BIOPSIA ÓSEA-Diámetro de la aguja de biopsia:[11-11];Longitud de la aguja:[150-225];			30	21 %	25,410000	IMEOS, S.L.	BASE	ref.: TBM40100-2	No se valora no dispone de CIP, cuando este es obligatorio según cláusula 1.2.3 del PCAP y 19.5 del Cuadro resumen	-	Excluido por no disponer de CIP												
	34	SU.PC.SANI.01.03.03.200000	F22967	EQUIPO DE BIOPSIA ÓSEA-Diámetro de la aguja de biopsia:[11-11];Longitud de la aguja:[150-225];			30	21 %	25,410000	IMEOS, S.L.	VAR	ref.: BW1110	No se valora no dispone de CIP, cuando este es obligatorio según cláusula 1.2.3 del PCAP y 19.5 del Cuadro resumen	-	Excluido por no disponer de CIP												
	34	SU.PC.SANI.01.03.03.200000	F22967	EQUIPO DE BIOPSIA ÓSEA-Diámetro de la aguja de biopsia:[11-11];Longitud de la aguja:[150-225];			30	21 %	25,410000	IMEOS, S.L.	VAR	ref.: PS1110	No se valora no dispone de CIP, cuando este es obligatorio según cláusula 1.2.3 del PCAP y 19.5 del Cuadro resumen	-	Excluido por no disponer de CIP												
	34	SU.PC.SANI.01.03.03.200000	F22967	EQUIPO DE BIOPSIA ÓSEA-Diámetro de la aguja de biopsia:[11-11];Longitud de la aguja:[150-225];			30	21 %	25,410000	LELEMAN SL		ref.: FU1115 CIP: 100004909195	Oferta buena, cumple características técnicas y presenta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización es fácil de usar, menos ligera que las ofertas de AMEVISA lo que puede disminuir la precisión en la biopsia y presenta cierta resistencia en cuanto al manejo de las guías por lo que puede ser menos precisa. No presenta riesgos asociados a pacientes ni profesionales. Y en rendimiento y eficacia son óptimos.	20	25,41			0,00%	0,00	17,787000	NO	Ordinarios 24 - 48 H Urgentes 24 H	15	No aporta documentación en criterio medioambiental para este lote	0	35,00	LELEMAN SL
	34	SU.PC.SANI.01.03.03.200000	F22967	EQUIPO DE BIOPSIA ÓSEA-Diámetro de la aguja de biopsia:[11-11];Longitud de la aguja:[150-225];			30	21 %	25,410000	MEDICINA ANALITICA CONSUMIBLES MAC, S.A.		ref.: ML-BOW1060110150 CIP: 100122588768	Oferta apta, cumple características técnicas solicitadas, pero no presenta ventajas. En cuanto a facilidad de uso y resultados es mas pesada por lo que dificulta su manejo, presenta mas resistencia en la realización de la técnica por lo que puede ser menos precisa. No presenta riesgos asociados ni para pacientes y profesionales. Y el rendimiento y eficacia es adecuado.	0	Excluido por no superar umbral mínimo												
	35	SU.PC.SANI.01.03.03.200000	E56800	EQUIPO DE BIOPSIA ÓSEA-Diámetro de la aguja de biopsia:[13-13];Longitud de la aguja:[70-100);			50	21 %	20,963250	DISTRIBUCIONES LEVANTINAS SANITARIAS,S.L.		ref.: CS13-15 CIP: 100155930150	Oferta apta, cumple características técnicas solicitadas, pero no presenta ventajas. En cuanto a facilidad de uso y resultados es mas pesada por lo que dificulta su manejo, presenta mas resistencia en la realización de la técnica por lo que puede ser menos precisa. No presenta riesgos asociados ni para pacientes y profesionales. Y el rendimiento y eficacia es adecuado.	0	Excluido por no superar umbral mínimo												

Agrupación	Lote	Clasificación	GC	Denominacion	PRESCRIPCIONES TÉCNICAS	DISPONIBILIDAD DE USO DE EQUIPOS	Cantidad TOTAL 2 AÑOS	%iva	Precio unitario con IVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos	Precio oferta Iva incluido	Importe Agrupacion lote precio licictación	Importe Agrupacion lote oferta	%bajada	Puntos Oferta Económica	Limite baja anormal	Baja anormal	Plazos de entrega	Puntuación Plazo de entrega	Criterio Medioambiental	Puntuacion criterio medioambiental	PUTUACIÓN TOTAL	Adudicatario propuesto
	36	SU.PC.SANI.01.03.03.200000	F22478	EQUIPO DE BIOPSIA ÓSEA-Diámetro de la aguja de biopsia:[8-8];Longitud de la aguja:[150-225];			370	21 %	20,963250	AMEVISA, S.A		REF:HM081500 CIP:100080365177	Oferta muy buena, cumple características técnicas y presenta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización es fácil de usar, ligera lo que ayuda a tener mayor precisión en la biopsia y no presenta resistencia en cuanto al manejo de las guías por lo que es mas precisa. No presenta riesgos asociados a pacientes ni profesionales. Y en rendimiento y eficacia son óptimos.	40	19,3358			7,76%	24,00	14,665200	NO	Ordinario: 48 h Urgente: 24 h	15	Presenta declaración responsable de la empresa y certificado válido SGS cadena de custodia PEFC y bosques certificados pero está caducado	0	79,00	
	36	SU.PC.SANI.01.03.03.200000	F22478	EQUIPO DE BIOPSIA ÓSEA-Diámetro de la aguja de biopsia:[8-8];Longitud de la aguja:[150-225];			370	21 %	20,963250	AMEVISA, S.A		ref.:0BLT0815 CIP:100127132960	Oferta muy buena, cumple características técnicas y presenta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización es fácil de usar, ligera lo que ayuda a tener mayor precisión en la biopsia y no presenta resistencia en cuanto al manejo de las guías por lo que es mas precisa. No presenta riesgos asociados a pacientes ni profesionales. Y en rendimiento y eficacia son óptimos.	40	18,755			10,53%	40,00		NO	Ordinario: 48 h Urgente: 24 h	15	Presenta declaración responsable de la empresa y certificado válido SGS cadena de custodia PEFC y bosques certificados pero está caducado	0	95,00	AMEVISA, S.A
	36	SU.PC.SANI.01.03.03.200000	F22478	EQUIPO DE BIOPSIA ÓSEA-Diámetro de la aguja de biopsia:[8-8];Longitud de la aguja:[150-225];			370	21 %	20,963250	DISTRIBUCIONES LEVANTINAS SANITARIAS,S.L.		ref.: CS08-15 CIP: 100155940454	Oferta apta, cumple características técnicas solicitadas, pero no presenta ventajas. En cuanto a facilidad de uso y resultados es mas pesada por lo que dificulta su manejo, presenta mas resistencia en la realización de la técnica por lo que puede ser menos precisa. No presenta riesgos asociados ni para pacientes y profesionales. Y el rendimiento y eficacia es adecuado.	0	Excluido por no superar umbral mínimo												
	36	SU.PC.SANI.01.03.03.200000	F22478	EQUIPO DE BIOPSIA ÓSEA-Diámetro de la aguja de biopsia:[8-8];Longitud de la aguja:[150-225];			370	21 %	20,963250	IMEOS, S.L.		ref.: BNBT008-10	No se valora no dispone de CIP, cuando este es obligatorio según cláusula 1.2.3 del PCAP y 19.5 del Cuadro resumen	-	Excluido por no disponer de CIP													
	36	SU.PC.SANI.01.03.03.200000	F22478	EQUIPO DE BIOPSIA ÓSEA-Diámetro de la aguja de biopsia:[8-8];Longitud de la aguja:[150-225];			370	21 %	20,963250	LELEMAN SL		ref.: ULSEC0815C CIP: 100120305617	Oferta buena, cumple características técnicas y presenta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización es fácil de usar, menos ligera que las ofertas de AMEVISA lo que puede disminuir la precisión en la biopsia y presenta cierta resistencia en cuanto al manejo de las guías por lo que puede ser menos precisa. No presenta riesgos asociados a pacientes ni profesionales. Y en rendimiento y eficacia son óptimos.	20	20,57			1,88%	6,00		NO	Ordinarios 24 - 48 H Urgentes 24 H	15	No aporta documentación en criterio medioambiental para este lote	0	41,00	
	36	SU.PC.SANI.01.03.03.200000	F22478	EQUIPO DE BIOPSIA ÓSEA-Diámetro de la aguja de biopsia:[8-8];Longitud de la aguja:[150-225];			370	21 %	20,963250	MEDICINA ANALITICA CONSUMIBLES MAC, S.A.		ref.: ML-BOW106008 0150 CIP: 100120535135	Oferta apta, cumple características técnicas solicitadas, pero no presenta ventajas. En cuanto a facilidad de uso y resultados es mas pesada por lo que dificulta su manejo, presenta mas resistencia en la realización de la técnica por lo que puede ser menos precisa. No presenta riesgos asociados ni para pacientes y profesionales. Y el rendimiento y eficacia es adecuado.	0	Excluido por no superar umbral mínimo												
	37	SU.PC.SANI.01.03.09.900000	E92373	CABLE ECG PARA CONTROL DE POSICIÓN DE CATÉTER VENOSO CENTRAL-GC			940	21 %	12,705000	VYGON SAU		ref.: 9164002 CIP: 100006569951	Oferta muy buena, cumple características técnicas solicitadas, y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización es versátil y compatible con cualquier dispositivo, su funcionamiento es a través de columna de salino lo que hace mas preciso el procedimiento y no es necesario la utilización de otro tipos de guías. No presenta riesgos asociados para profesionales ni pacientes. Y rendimiento y eficacia son óptimos.	40	10,5			17,36%	40,00	8,893500	NO	Ordinario:48 h Urgente: 24 h	15	Presenta declaración responsable de la propia empresa, de Saycapack y certificado oficial expedido por AENOR ISO 14001: 2015 a nombre de Saycapack. Si bien este último es uno de los certificados válidos para la acreditación del criterio, no presenta en su alcance el cumplimiento del uso de plástico biodegradable en la fabricación de los envases ni que el papel/cartón usado para los embalajes sea recliclado, estando además caducado	0	95,00	VYGON SAU
	38	SU.PC.SANI.01.03.03.000005	F20978	AGUJA BIOPSIA MEDULA ÓSEA-Diámetro de la aguja de biopsia:[11-11];Longitud de la aguja:[100-120);	Debe disponer de guía para medir la longitud de la muestra, de sierra para cortar el cilindro extraído y de seguro para la hora de introducir el rocar.		160	21 %	30,873150	AMEVISA, S.A		REF:BL1110 CIP:100000097584	Oferta apta, cumple características técnicas solicitadas y presenta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización no presenta en el extremo distal foros por lo que la extracción de medula puede ser de menor calidad y cantidad. No dispone de doble bolsa que garantiza la esterilidad en quirófano. No presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficacia son adecuados.	0	Excluido por no superar umbral mínimo												

Código:	6hWMS622PFIRMA3P7lGWq/Bj6J9E0Y	**Fecha**	17/05/2023
Firmado Por	MARIA DEL VALLE GARCIA SANCHEZ		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	**Página**	35/39

Agrupación	Lote	Clasificación	GC	Denominacion	PRESCRIPCIONES TÉCNICAS	DISPONIBILIDAD DE USO DE EQUIPOS	Cantidad TOTAL 2 AÑOS	%iva	Precio unitario con IVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos	Precio oferta Iva incluido	Importe Agrupacion lote precio licictación	Importe Agrupacion lote oferta	%bajada	Puntos Oferta Económica	Limite baja anormal	Baja anormal	Plazos de entrega	Puntuación Plazo de entrega	Criterio Medioambiental	Puntuacion criterio medioambiental	PUTUACIÓN TOTAL	Adudicatario propuesto
	38	SU.PC.SANI.01.03.03.000005	F20978	AGUJA BIOPSIA MEDULA ÓSEA-Diámetro de la aguja de biopsia:[11-11];Longitud de la aguja:[100-120);	Debe disponer de guía para medir la longitud de la muestra, de sierra para cortar el cilindro extraído y de seguro para la hora de introducir el rocar.		160	21 %	30,873150	IMEOS, S.L.	BASE	ref.: TBM40100-2	No se valora no dispone de CIP, cuando este es obligatorio según cláusula 1.2.3 del PCAP y 19.5 del Cuadro resumen	-	Excluido por no disponer de CIP											
	38	SU.PC.SANI.01.03.03.000005	F20978	AGUJA BIOPSIA MEDULA ÓSEA-Diámetro de la aguja de biopsia:[11-11];Longitud de la aguja:[100-120);	Debe disponer de guía para medir la longitud de la muestra, de sierra para cortar el cilindro extraído y de seguro para la hora de introducir el rocar.		160	21 %	30,873150	IMEOS, S.L.	VAR	ref.: BW1110	No se valora no dispone de CIP, cuando este es obligatorio según cláusula 1.2.3 del PCAP y 19.5 del Cuadro resumen	-	Excluido por no disponer de CIP											
	38	SU.PC.SANI.01.03.03.000005	F20978	AGUJA BIOPSIA MEDULA ÓSEA-Diámetro de la aguja de biopsia:[11-11];Longitud de la aguja:[100-120);	Debe disponer de guía para medir la longitud de la muestra, de sierra para cortar el cilindro extraído y de seguro para la hora de introducir el rocar.		160	21 %	30,873150	IMEOS, S.L.	VAR	ref.: PS1110	No se valora no dispone de CIP, cuando este es obligatorio según cláusula 1.2.3 del PCAP y 19.5 del Cuadro resumen	-	Excluido por no disponer de CIP											
	38	SU.PC.SANI.01.03.03.000005	F20978	AGUJA BIOPSIA MEDULA ÓSEA-Diámetro de la aguja de biopsia:[11-11];Longitud de la aguja:[100-120);	Debe disponer de guía para medir la longitud de la muestra, de sierra para cortar el cilindro extraído y de seguro para la hora de introducir el rocar.		160	21 %	30,873150	LELEMAN SL		ref.: OBE1111TC CIP: 100155525967	Oferta buena, cumple características técnicas solicitadas y presenta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización es fácil de usar, presenta en el extremo distal foros que permiten extracción d emedula ósea en la técnica de Harvest. Es ergonómico dispone de doble bolsa que garantiza la esterilidad en quirófano. El sistema de aspirado es facil y cómodo. No presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficia son óptimos.	20	29,4			4,77%	15,00	21,611205	NO	Ordinarios 24 - 48 H Urgentes 24 H	15	No aporta documentación en criterio medioambiental para este lote	0	50,00	LELEMAN SL
	38	SU.PC.SANI.01.03.03.000005	F20978	AGUJA BIOPSIA MEDULA ÓSEA-Diámetro de la aguja de biopsia:[11-11];Longitud de la aguja:[100-120);	Debe disponer de guía para medir la longitud de la muestra, de sierra para cortar el cilindro extraído y de seguro para la hora de introducir el rocar.		160	21 %	30,873150	MEDICINA ANALITICA CONSUMIBLES MAC, S.A.		ref.: ML-BOW1060110100 CIP: 100139995786	Oferta apta, cumple características técnicas solicitadas y presenta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización no presenta en el extremo distal foros por lo que la extracción de medula puede ser de menor calidad y cantidad. No dispone de doble bolsa que garantiza la esterilidad en quirófano. No presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficia son adecuados.	0	Excluido por no superar umbral mínimo											
	39	SU.PC.SANI.01.03.00.100000	D91470	AGUJA HIPODÉRMICA DE PUNTA ROMA-Longitud:(25-50);Diámetro:[1.2-1.2];	Se valorará longitud mayor o igual a 40		4.600.000	21 %	0,067718	B. BRAUN MEDICAL, S.A.		REF:4550400-01 CIP:100102944643	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas solicitadas, y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados y rendimiento y eficacia, siendo de color rojo. Se ajusta adecuadamente a la necesidad asistencial a la que va destinado	20	0,0484			28,53%	35,03		NO	Ordinario: 48 h Urgente: 24 h	15	Presenta declaración responsable de la propia empresa y de la empresa Saicapack. Ninguno de los documentos aportados son certificados válidos para acreditar el cumplimiento del criterio	0	70,03	
	39	SU.PC.SANI.01.03.00.100000	D91470	AGUJA HIPODÉRMICA DE PUNTA ROMA-Longitud:(25-50);Diámetro:[1.2-1.2];	Se valorará longitud mayor o igual a 40		4.600.000	21 %	0,067718	BECTON DICKINSON, S.A.U.		REF:303129 CIP:100029329758	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas solicitadas, y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados y rendimiento y eficacia, siendo de color rojo. Se ajusta adecuadamente a la necesidad asistencial a la que va destinado	20	0,034969			48,36%	38,52		NO	Ordinario: ≤72 h Urgente: ≤ 48 h	15	Presenta declaración responsable de la propia empresa. Ninguno de los documentos aportados son certificados válidos para acreditar el cumplimiento del criterio	0	73,52	
	39	SU.PC.SANI.01.03.00.100000	D91470	AGUJA HIPODÉRMICA DE PUNTA ROMA-Longitud:(25-50);Diámetro:[1.2-1.2];	Se valorará longitud mayor o igual a 40		4.600.000	21 %	0,067718	IBERIAN CARE 2016 S.L.		REF: BN38G8 CIP: 100154126936	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas solicitadas, considerando que no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización el color malva del racor de la aguja pude ocasionar confusión dado que los profesionales tienen asociado este tipo de aguja con el color rojo. Seguridad de uso y resultados puede ocasionar errores debido al color malva que puede llevar a su utilización para un uso no destinado. Rendimiento debido al color es posible el uso de mas de una unidad. En eficacia el material puede conseguir los efectos perseguidos	0	Excluido por no superar umbral mínimo											

Agrupación	Lote	Clasificación	GC	Denominacion	PRESCRIPCIONES TÉCNICAS	DISPONIBILIDAD DE USO DE EQUIPOS	Cantidad TOTAL 2 AÑOS	%iva	Precio unitario con IVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos	Precio oferta Iva incluido	Importe Agrupacion lote precio licictación	Importe Agrupacion lote oferta	% bajada	Puntos Oferta Económica	Límite baja anormal	Baja anormal	Plazos de entrega	Puntuación Plazo de entrega	Criterio Medioambiental	Puntuación criterio medioambiental	PUTUACIÓN TOTAL	Adudicatario propuesto
	39	SU.PC.SANI.01.03.00.100000	D91470	AGUJA HIPODÉRMICA DE PUNTA ROMA-Longitud:(25-50);Diámetro:[1.2-1.2];	Se valorará longitud mayor o igual a 40		4.600.000	21 %	0,067718	GARRIC MEDICA, S.L.		REF: 110022 CIP: 100107212453	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas solicitadas, y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados y rendimiento y eficacia, siendo de color rojo. Se ajusta adecuadamente a la necesidad asistencial a la que va destinado	20	0,029282			56,76%	40,00	0,029581	SI	Ordinario: 48 h Urgente: 24 h	15		0	75,00	
	39	SU.PC.SANI.01.03.00.100000	D91470	AGUJA HIPODÉRMICA DE PUNTA ROMA-Longitud:(25-50);Diámetro:[1.2-1.2];	Se valorará longitud mayor o igual a 40		4.600.000	21 %	0,067718	IMEOS, S.L.		REF: PR1840	No se valora no dispone de CIP, cuando este es obligatorio según cláusula 1.2.3 del PCAP y 19.5 del Cuadro resumen	-	Excluido por no disponer de CIP												
	39	SU.PC.SANI.01.03.00.100000	D91470	AGUJA HIPODÉRMICA DE PUNTA ROMA-Longitud:(25-50);Diámetro:[1.2-1.2];	Se valorará longitud mayor o igual a 40		4.600.000	21 %	0,067718	LAMBRA, S.L.		REF:CH18112BF CIP: 100127363892	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas solicitadas, y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados y rendimiento y eficacia, siendo de color rojo. Se ajusta adecuadamente a la necesidad asistencial a la que va destinado	20	0,0393			41,97%	37,39		NO	48-72 H	15	No aporta documentación	0	72,39	
	39	SU.PC.SANI.01.03.00.100000	D91470	AGUJA HIPODÉRMICA DE PUNTA ROMA-Longitud:(25-50);Diámetro:[1.2-1.2];	Se valorará longitud mayor o igual a 40		4.600.000	21 %	0,067718	PALEX MEDICAL, S.A.		REF: 495945 CIP: 100129733033	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas solicitadas, y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados y rendimiento y eficacia, siendo de color rojo. Se ajusta adecuadamente a la necesidad asistencial a la que va destinado	20	0,0363			46,40%	38,17		NO	Ordinario: = o < 72 h Urgente: = o < 24 h	15	Presenta certificado oficial expedido por AENOR a nombre de la empresa Cartonajes M.Petit, S.A. Es uno de los certificados válido para acreditar el criterio. En su alcance refleja especificamente la producción de planchas y cajas de cartón ondulado FSC mix y FSC Recycled, sistema de créditos, comercialización de cajas de cartón FSC Mix y FSC Recycled, sistema de transferencia y se encuentra en vigor.	5	78,17	PALEX MEDICAL, S.A.
	39	SU.PC.SANI.01.03.00.100000	D91470	AGUJA HIPODÉRMICA DE PUNTA ROMA-Longitud:(25-50);Diámetro:[1.2-1.2];	Se valorará longitud mayor o igual a 40		4.600.000	21 %	0,067718	SMITHS MEDICAL ESPAÑA		REF: 1052N CIP:100120143974	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas solicitadas, y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados y rendimiento y eficacia, siendo de color rojo. Se ajusta adecuadamente a la necesidad asistencial a la que va destinado	20	0,0484			28,53%	35,03		NO	Mayor de 24 horas y menor de 72 horas, desde la comunicación de la necesidad existente.	7,5	Presenta declaración responsable de la propia empresa. Ninguno de los documentos aportados son certificados válidos para acreditar el cumplimiento del criterio	0	62,53	
	40	SU.PC.SANI.01.03.01.100007	D48742	AGUJA ESPINAL PUNTA LAPIZ / corta-Longitud:[90-100];Diámetro :[25-25];	Con adecuada conexión Luer que impida la pérdida de líquido.		14.000	21 %	2,363130	BECTON DICKINSON, S.A.U.		REF:402050 CIP:100000084654	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas solicitadas, pero no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización la aguja no dispone de introductor por lo que dificulta la punción lumbar, pudiendo provocar que se doble. En cuanto a seguridad de uso y resultados al poderse malear la aguja por no tener introductor se puede partir ocasionando riesgos al paciente y dificultando la técnica. En rendimiento al no disponer de introductor puede ser necesario el uso de mas unidades. Y en eficacia todo lo comentado hace que la técnica pueda ser menos exitosa.	0	Excluido por no superar umbral mínimo					1,280463							
	40	SU.PC.SANI.01.03.01.100007	D48742	AGUJA ESPINAL PUNTA LAPIZ / corta-Longitud:[90-100];Diámetro :[25-25];	Con adecuada conexión Luer que impida la pérdida de líquido.		14.000	21 %	2,363130	MBA INCORPORADO, S.L.		REF: SW25092-21 CIP: 100113612904	Oferta muy buena, cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización dispone de introductor y la aguja se ajusta perfectamente al mismo, su punta biselada facilita el acceso al canal medular y el mango del cabezal de la aguja es mas ergonómico por su forma que lo hace mas fácilmente agarrable. Además el tamaño del introductor va en función del tamaño de la aguja por eso se ajusta mejor.En seguridad de uso y resultados al disponer en el mandril el diámetro de la aguja de forma numérica hace que no falle en la medida. En cuanto a rendimiento se consigue la finalidad perseguida con una unidad y en cuanto a su eficacia es adecuada para el uso al que va destinada.	40	2,2143			6,30%	21,00		NO	Ordinarios 3 días hábiles Urgentes 1 día hábil	15	Presenta declaración responsable de la propia empresa. Ninguno de los documentos aportados son certificados válidos para acreditar el cumplimiento del criterio	0	76,00	
	40	SU.PC.SANI.01.03.01.100007	D48742	AGUJA ESPINAL PUNTA LAPIZ / corta-Longitud:[90-100];Diámetro :[25-25];	Con adecuada conexión Luer que impida la pérdida de líquido.		14.000	21 %	2,363130	IBERIAN CARE 2016 S.L.		REF: TSPPK2590 CIP: 100154727108	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización dispone de introductor y la aguja no se ajusta tan bien al mismo como la oferta de MBA, su punta biselada no facilita tanto el acceso al canal medular y el mango del cabezal de la aguja es menos ergonómico por su forma que lo hace menos cómodo en su agarre. Además solo disponde de un tamaño del introductor por eso se ajusta menos.En seguridad de uso y resultados no dispone en el mandril el diámetro de la aguja de forma numérica por lo que se puede fallar en la elección de la medida. En cuanto a rendimiento todo esto puede implicar la utilización de mas de una unidad y en cuanto a su eficacia es adecuada para el uso al que va destinada.	20	1,200269			49,21%	40,00		SI	Ordinario: ≤ 72 h Urgente: ≤ 24 h	15	Presenta declaración responsable de la propia empresa y la empresa de embalaje presenta certificado SGS Harta Packaging Industries, FSC Chain- of-Custody, válido para acreditar el criterio. En su alcance refleja especificamente FSC Chain- of-Custody y se encuentra en vigor	5	80,00	IBERIAN CARE 2016 S.L.

Agrupación	Lote	Clasificación	GC	Denominacion	PRESCRIPCIONES TÉCNICAS	DISPONIBILIDAD DE USO DE EQUIPOS	Cantidad TOTAL 2 AÑOS	%iva	Precio unitario con IVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos	Precio oferta Iva incluido	Importe Agrupacion lote precio licictación	Importe Agrupacion lote oferta	% bajada	Puntos Oferta Económica	Limite baja anormal	Baja anormal	Plazos de entrega	Puntuación Plazo de entrega	Criterio Medioambiental	Puntuación criterio medioambiental	PUTUACIÓN TOTAL	Adudicatario propuesto
	41	SU.PC.SANI.01.03.01.100007	D87623	AGUJA ESPINAL PUNTA LAPIZ / corta-Longitud:[90-100];Diámetro :[27-27];	Con adecuada conexión Luer que impida la pérdida de líquido.		1.400	21 %	2,922150	BECTON DICKINSON, S.A.U.		REF:402051 CIP:100000069208	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas solicitadas, pero no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización la aguja no dispone de introductor por lo que dificulta la punción lumbar, pudiendo provocar que se doble. En cuanto a seguridad de uso y resultados al poderse malear la aguja por no tener introductor se puede partir ocasionando riesgos al paciente y dificultando la técnica. En rendimiento al no disponer de introductor puede ser necesario el uso de mas unidades. Y en eficacia todo lo comentado hace que la técnica pueda ser menos exitosa.	0	Excluido por no superar umbral mínimo											
	41	SU.PC.SANI.01.03.01.100007	D87623	AGUJA ESPINAL PUNTA LAPIZ / corta-Longitud:[90-100];Diámetro :[27-27];	Con adecuada conexión Luer que impida la pérdida de líquido.		1.400	21 %	2,922150	MBA INCORPORADO, S.L.		REF: SW27092-21 CIP: 100113613116	Oferta muy buena, cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización dispone de introductor y la aguja se ajusta perfectamente al mismo, su punta tribiselada facilita el acceso al canal medular y el mango del cabezal de la aguja es mas ergonómico por su forma que lo hace mas fácilmente agarrable. Además el tamaño del introductor va en función del tamaño de la aguja por eso se ajusta mejor.En seguridad de uso y resultados al disponer en el mandril el diámetro de la aguja de forma numérica hace que no falle en la medida. En cuanto a rendimiento se consigue la finalidad perseguida con una unidad y en cuanto a su eficacia es adecuada para el uso al que va destinada.	40	2,7467			6,00%	18,00	1,528259	NO	Ordinarios 3 días hábiles Urgentes 1 día hábil	15	Presenta declaración responsable de la propia empresa. Ninguno de los documentos aportados son certificados válidos para acreditar el cumplimiento del criterio	0	73,00	
	41	SU.PC.SANI.01.03.01.100007	D87623	AGUJA ESPINAL PUNTA LAPIZ / corta-Longitud:[90-100];Diámetro :[27-27];	Con adecuada conexión Luer que impida la pérdida de líquido.		1.400	21 %	2,922150	IBERIAN CARE 2016 S.L.		REF: TSPPK2790 CIP: 100154727300	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización dispone de introductor y la aguja no se ajusta tan bien al mismo como la oferta de MBA, su punta biselada no facilita tanto el acceso al canal medular y el mango del cabezal de la aguja es menos ergonómico por su forma que lo hace menos cómodo en su agarre. Además solo disponde de un tamaño del introductor por eso se ajusta menos.En seguridad de uso y resultados no dispone en el mandril el diámetro de la aguja de forma numérica por lo que se puede fallar en la elección de la medida. En cuanto a rendimiento todo esto puede implicar la utilización de mas de una unidad y en cuanto a su eficacia es adecuada para el uso al que va destinada.	20	1,328656			54,53%	40,00		SI	Ordinario: ≤ 72 h Urgente: ≤ 24 h	15	Presenta declaración responsable de la propia empresa y la empresa de embalaje presenta certificado SGS Harta Packaging Industries, FSC Chain- of-Custody, válido para acreditar el criterio. En su alcance refleja especificamente FSC Chain- of-Custody y se encuentra en vigor	5	80,00	IBERIAN CARE 2016 S.L.
	42	SU.PC.SANI.01.03.01.100009	B43726	AGUJA ESPINAL PUNTA LAPIZ / larga-Longitud:(100-130);Diámetro :[25-25];	Con adecuada conexión Luer que impida la pérdida de líquido.		2.000	21 %	2,363130	IBERIAN CARE 2016 S.L.		REF: TSPPK25120 CIP: 100155907127	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización dispone de introductor y la aguja no se ajusta tan bien al mismo como la oferta de MBA, su punta biselada no facilita tanto el acceso al canal medular y el mango del cabezal de la aguja es menos ergonómico por su forma que lo hace menos cómodo en su agarra. Además solo disponde de un tamaño del introductor por eso se ajusta menos.En seguridad de uso y resultados no dispone en el mandril el diámetro de la aguja de forma numérica por lo que se puede fallar en la elección de la medida. En cuanto a rendimiento todo esto puede implicar la utilización de mas de una unidad y en cuanto a su eficacia es adecuada para el uso al que va destinada.	20	2,3353			1,18%	6,00	1,706100	NO	Ordinario: ≤ 72 h Urgente: ≤ 24 h	15	Presenta declaración responsable de la propia empresa y la empresa de embalaje presenta certificado SGS Harta Packaging Industries, FSC Chain- of-Custody, válido para acreditar el criterio. En su alcance refleja especificamente FSC Chain- of-Custody y se encuentra en vigor	5	46,00	
	42	SU.PC.SANI.01.03.01.100009	B43726	AGUJA ESPINAL PUNTA LAPIZ / larga-Longitud:(100-130);Diámetro :[25-25];	Con adecuada conexión Luer que impida la pérdida de líquido.		2.000	21 %	2,363130	MBA INCORPORADO, S.L.		REF:SW25110-21 CIP: 100113623218	Oferta muy buena, cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización dispone de introductor y la aguja se ajusta perfectamente al mismo, su punta tribiselada facilita el acceso al canal medular y el mango del cabezal de la aguja es mas ergonómico por su forma que lo hace mas fácilmente agarrable. Además el tamaño del introductor va en función del tamaño de la aguja por eso se ajusta mejor.En seguridad de uso y resultados al disponer en el mandril el diámetro de la aguja de forma numérica hace que no falle en la medida. En cuanto a rendimiento se consigue la finalidad perseguida con una unidad y en cuanto a su eficacia es adecuada para el uso al que va destinada.	40	2,2143			6,30%	21,00		NO	Ordinarios 3 días hábiles Urgentes 1 día hábil	15	Presenta declaración responsable de la propia empresa. Ninguno de los documentos aportados son certificados válidos para acreditar el cumplimiento del criterio	0	76,00	MBA INCORPORADO, S.L.
	43	SU.PC.SANI.01.03.04.200005	B39912	AGUJA PARA TERAPIA INTRAOSEA PARA PISTOLA-Diámetro de la aguja:[15-15];Longitud de la aguja:[0-15];			14	21 %	124,509000				DESIERTO															

Código:	6hWMS622PFIRMA3P7lGWq/Bj6J9E0Y	**Fecha**	17/05/2023
Firmado Por	MARIA DEL VALLE GARCIA SANCHEZ		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	**Página**	38/39

Agrupación	Lote	Clasificación	GC	Denominacion	PRESCRIPCIONES TÉCNICAS	DISPONIBILIDAD DE USO DE EQUIPOS	Cantidad TOTAL 2 AÑOS	%iva	Precio unitario con IVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos	Precio oferta Iva incluido	Importe Agrupacion lote precio licictación	Importe Agrupacion lote oferta	% bajada	Puntos Oferta Económica	Limite baja anormal	Baja anormal	Plazos de entrega	Puntuación Plazo de entrega	Criterio Medioambiental	Puntuación criterio medioambiental	PUTUACIÓN TOTAL	Adudicatario propuesto
	44	SU.PC.SANI.01.03.04.200005	D98891	AGUJA PARA TERAPIA INTRAOSEA PARA PISTOLA-Diámetro de la aguja:[15-15];Longitud de la aguja:[16-25];			80	21 %	124,509000				DESIERTO														
	45	SU.PC.SANI.01.03.04.200005	E48250	AGUJA PARA TERAPIA INTRAOSEA PARA PISTOLA-Diámetro de la aguja:[15-15];Longitud de la aguja:[45-45];			80	21 %	124,509000				DESIERTO														
	46	SU.PC.SANI.01.03.99.100004	F26349	LANCETA PUNCIÓN DIGITAL P/ DISP. AUTOMÁTICO-Diámetro:[30-30];			444.000	21 %	0,034939	HARMONIUM HEALTHCARE, SL		REF: 8437020290487 CIP: 1001558158915	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas solicitadas, y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados y rendimiento y eficacia. Se ajusta adecuadamente a la necesidad asistencial a la que va destinado	20	0,0129			63,08%	38,77	0,009525	NO	24 horas	15	No aporta documentación	0	73,77	
	46	SU.PC.SANI.01.03.99.100004	F26349	LANCETA PUNCIÓN DIGITAL P/ DISP. AUTOMÁTICO-Diámetro:[30-30];			444.000	21 %	0,034939	MENARINI DIAGNOSTICOS, S.A.		REF: 42124 CIP: 100021939519	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas solicitadas, y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados y rendimiento y eficacia. Se ajusta adecuadamente a la necesidad asistencial a la que va destinado	20	0,0154			55,92%	37,77		NO	Ordinario: = o < 72 h Urgente: = o < 24 h	15	Presenta declaración responsable de la propia empresa, certificado ISO 14001:2015 en gestión ambiental e inscripción en el Registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de CO del Ministerio para la 2 transición Ecológica y reto demográfico. Ninguno de los documentos aportados son certificados válidos para acreditar el cumplimiento del criterio	0	72,77	
	46	SU.PC.SANI.01.03.99.100004	F26349	LANCETA PUNCIÓN DIGITAL P/ DISP. AUTOMÁTICO-Diámetro:[30-30];			444.000	21 %	0,034939	TEXTIL PLANAS OLIVERAS, S.A.		REF: 3762,00 CIP: 100117252962	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas solicitadas, y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados y rendimiento y eficacia. Se ajusta adecuadamente a la necesidad asistencial a la que va destinado	20	0,0098			71,95%	40,00		NO	< 72 horas Pedidos Ordinarios < 24 horas Pedidos Urgentes	15	No aporta documentación	0	75,00	TEXTIL PLANAS OLIVERAS, S.A.
	47	SU.PC.SANI.01.03.19.100005	E00129	EQ. CATÉTER BALON DE CONTRAPULSACION-DIAMETRO :[7-7];CAPACIDAD DEL BALON:[40-45];	Capacidad del balón 40. Compatible con equipo datascope		12	21 %	990,990000				DESIERTO														
	48	SU.PC.SANI.01.03.99.103000	C27745	LANCETA PUNCIÓN DIGITAL AUTOMATICA C/ SIST. SEGURIDAD-Diámetro:[23-23];BOLIGRAFO DE PUNCIÓN ASOCIADO:no;			1.276.000	21 %	0,044468	HARMONIUM HEALTHCARE, SL		REF: 8437020290463 CIP: 100155796893	Oferta no cumple, se pide lanceta punción digital automática con sistema de seguridad, y la oferta presentada no dispone de sistema de seguridad	-	Excluido por no cumplir prescripciones tecnicas												
	48	SU.PC.SANI.01.03.99.103000	C27745	LANCETA PUNCIÓN DIGITAL AUTOMATICA C/ SIST. SEGURIDAD-Diámetro:[23-23];BOLIGRAFO DE PUNCIÓN ASOCIADO:no;			1.276.000	21 %	0,044468	LAMBRA, S.L.		REF: 379213 CIP: 100155416764	Oferta buen, cumple prescripciones técnicas y presenta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización es muy intuitiva porque su mecanismo de apertura es de fácil retirada y fácil activación. Se activa por presión en el dispositivo y no sobre el paciente, lo que genera menos disconfort en el mismo. Es muy ergonómica. Su rendimiento se consigue con una unidad y su eficacia es adecuada se consiguen los efectos perseguidos	20	0,0442			0,60%	0,00	0,032229	NO	48-72 H	15	No aporta documentación	0	35,00	
	48	SU.PC.SANI.01.03.99.103000	C27745	LANCETA PUNCIÓN DIGITAL AUTOMATICA C/ SIST. SEGURIDAD-Diámetro:[23-23];BOLIGRAFO DE PUNCIÓN ASOCIADO:no;			1.276.000	21 %	0,044468	MENARINI DIAGNOSTICOS, S.A.		REF: 42122 CIP: 100021939711	Oferta buen, cumple prescripciones técnicas y presenta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización es muy intuitiva porque su mecanismo de apertura es de fácil retirada y fácil activación. Se activa por presión en el dispositivo y no sobre el paciente, lo que genera menos disconfort en el mismo. Es muy ergonómica. Su rendimiento se consigue con una unidad y su eficacia es adecuada se consiguen los efectos perseguidos	20	0,041745			6,12%	21,00		NO	Ordinario: = o < 72 h Urgente: = o < 24 h	15	Presenta declaración responsable de la propia empresa, certificado ISO 14001:2015 en gestión ambiental e inscripción en el Registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de CO del Ministerio para la 2 transición Ecológica y reto demográfico. Ninguno de los documentos aportados son certificados válidos para acreditar el cumplimiento del criterio	0	56,00	MENARINI DIAGNOSTICOS, S.A.
	48	SU.PC.SANI.01.03.99.103000	C27745	LANCETA PUNCIÓN DIGITAL AUTOMATICA C/ SIST. SEGURIDAD-Diámetro:[23-23];BOLIGRAFO DE PUNCIÓN ASOCIADO:no;			1.276.000	21 %	0,044468	TEXTIL PLANAS OLIVERAS, S.A.		REF: 3765,00 CIP: 100115222664	Oferta apta cumple prescripciones técnicas. En cuanto a facilidad de utilización es menos intuitiva que las otras ofertas en cuanto a su apertura. Su funcionamiento se activa haciendo sobre el paciente y no sobre el dispositivo lo que puede ocasionar disconfort. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados. Rendimiento se puede conseguir su finalidad con una unidad y en cuanto a su eficacia se consiguen los efectos perseguidos.	0	Excluido por no superar umbral mínimo												