

A C T A

**MESA DE CONTRATACIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL INFORME TÉCNICO DE VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEPENDIENTES DE UN JUICIO DE VALOR Y ACTO DE APERTURA DE LOS SOBRES RELATIVOS A LAS OFERTAS ECONÓMICAS Y DOCUMENTACIÓN PARA SU VALORACIÓN CONFORME A CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN AUTOMÁTICOS DEL EXPEDIENTE 35/2023, DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO ABIERTO POR ACUERDO MARCO NÚM. 1/23 (PAAM 1/23)**

En Córdoba, siendo las diez horas y quince minutos del día 12 de mayo de 2023, se reúne la Mesa de Contratación del Hospital Universitario Reina Sofía, centro donde está ubicada la Central Provincial de Compras de Córdoba, con la asistencia de las personas que a continuación se citan, para proceder al examen y aprobación del Informe Técnico de valoración de los criterios de adjudicación dependientes de un juicio de valor, así como para realizar la apertura del sobre electrónico núm. 3 que contiene la documentación para su valoración conforme a criterios de adjudicación automáticos de la empresa ofertante en el Expediente de contratación por Acuerdo Marco núm. 35/2023, convocado para la contratación mediante **ACUERDO MARCO CON UNA ÚNICA EMPRESA PARA EL SUMINISTRO, DE TRACTO SUCESIVO Y PRECIOS UNITARIOS DE PROTESIS OFTALMOLÓGICAS (SUBGRUPO 04.18 DEL CATALOGO SAS), CON DESTINO A LOS CENTROS ADSCRITOS A LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE CÓRDOBA. (PAAM 1/23).**

**PRESIDENTA**

D<sup>a</sup>. Amparo Simón Valero  
Directora Económica Administrativa y de la CPCC

**VOCALES**

D<sup>a</sup> Begoña Casado Raigón  
Letrada del Servicio Andaluz de Salud

D. Pedro Manuel Serrano Jurado  
Interventor Provincial Adjunto

D<sup>a</sup>. M<sup>a</sup> Luisa García Alijo  
Subdirectora de Contratación Administrativa

**SECRETARIA**

D<sup>a</sup> Eva Rojas Calvo  
Técnico de Función Administrativa

Constituída la Mesa de Contratación, la Secretaria procede a preguntar expresamente, si algún miembro de la misma, a la vista de las empresas licitadoras, se encuentra en alguna situación susceptible de generar un conflicto de intereses, dejando constancia en acta que cada uno de los miembros asistentes a la Mesa de

Código:	6hwMS817PFIRMAwgfK23Mpwh12VAAo	Fecha	25/05/2023
Firmado Por	MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO	Página	1/10
Url De Verificación	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>		



Contratación, manifiesta la ausencia de conflicto de intereses en la presente licitación, de acuerdo al artículo 64 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

En primer lugar, se procede, a aprobar, por unanimidad, el acta de la sesión anterior del día 31 de marzo de 2023, en la que se acordó solicitar informe técnico de valoración de los criterios de adjudicación no automáticos.

Acto seguido, la Mesa de Contratación procede al examen del informe técnico emitido por la Comisión Técnica encargada de la valoración de los criterios dependientes de un juicio de valor, acordándose su aprobación por unanimidad, según **ANEXO adjunto** a la presente acta.

Quedan admitidas, al cumplir el umbral mínimo exigible de los criterios de adjudicación no automáticos previstos en el apartado 14.2 del cuadro resumen y, por tanto, pueden continuar en el proceso de valoración de criterios de adjudicación automáticos, las empresas relacionadas a continuación:

1. **ABBVIE SPAIN S.L.U.**
2. **BAUSCH & LOMB, S.A**
3. **CARL ZEISS MEDITEC IBERIA S.A.**
4. **EQUIPAMIENTOS SANITARIOS S.A.**
5. **GLOBAL SURGICAL SERVICE S.L.L**
6. **Medical Mix, S.L.U**
7. **MEDICONTUR AVI S.L.**

Seguidamente, se procede a la apertura de los sobres núm. 3 que contienen la documentación evaluable conforme a criterios automáticos. De la calificación de la documentación contenida en este sobre la mesa de contratación acuerda por unanimidad, solicitar subsanación de la documentación presentada a las empresas relacionadas a continuación:

**1. ABBVIE SPAIN S.L.U.**

1.-Declaración responsable en materia de prevención de riesgos laborales y coordinación de actividades empresariales, según modelo IX BIS del presente pliego, que deberá presentar cumplimentado y firmado.

**2. GLOBAL SURGICAL SERVICE S.L.L**

1.-Declaración responsable en materia de prevención de riesgos laborales y coordinación de actividades empresariales, según modelo IX del presente pliego, que deberá presentar cumplimentado y firmado.

**3. MEDICONTUR AVI S.L.**

1.-Declaración responsable en materia de prevención de riesgos laborales y coordinación de actividades empresariales, según modelo IX BIS del presente pliego, que deberá presentar cumplimentado y firmado.

Código:	6hwMS817PFIRMAwgfK23MpwH12VAAo	Fecha	25/05/2023
Firmado Por	MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO		
Url De Verificación	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	Página	2/10



Y, finalmente, no habiendo más asuntos que tratar, la Presidenta de la Mesa de Contratación levantó la sesión a las once horas del día arriba indicado.

De todo lo anterior, yo, la secretaria, doy fe,

**Vº Bº LA PRESIDENTA**

**LA SECRETARIA**

Firmado por Eva Rojas Calvo el  
día 25 de mayo de 2023

<b>Código:</b>	6hWMS817PFIRMAwgfk23Mpwh12VAAo	<b>Fecha</b>	25/05/2023
<b>Firmado Por</b>	MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO		
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	<b>Página</b>	3/10



ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 12/05/2023

INFORME TÉCNICO

**CPC:** CÓRDOBA  
 ACUERDO MARCO CON UNA ÚNICA EMPRESA PARA EL SUMINISTRO, DE TRACTO SUCESIVO Y PRECIOS UNITARIOS DE PROTESIS OFTALMOLÓGICAS (SUBGRUPO 04.18 DEL CATALOGO SAS), CON DESTINO A LOS  
**OBJETO DEL CONTRATO:** CENTROS ADSCRITOS A LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE CÓRDOBA  
**Nº de EXPEDIENTE:** 35/2023 (PAAM 1/23)

Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
1	SU.PC.SANI.04.18.20.000002	D91223	L. I.O CAMARA POSTERIOR PLEGABLE ACRILICA-Microincisión (Incisiones menores o iguales a 2 mm):Si;Precargada:si;	LENTE HIDRÓFOBA. INCISION MENOR O IGUAL A 2,2 mm. PRECARGADA, ASÍ COMO LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES: DESPLEGADO HOMOGÉNEO Y NO BRUSCO, EN UN TIEMPO QUE NO SE PROLONGUE MÁS ALLÁ DEL RETIRADO DEL VISCOELÁSTICO. SUAVIDAD EN LA INYECCIÓN DE LALENTE. BUENA ESTABILIDAD EN SACO. SE VALORARÁ QUE EL INYECTOR NO SEA DE ROSCA. POTENCIA DIÓPTRICA EN RANGO DE MAYOR O IGUAL A 10 HASTA MENOR O IGUAL A 30.	ALCON HEALTHCARE, S.A.	OB	CIP-100148095806 REF.ACU0T0	Oferta que no cumple algunas de las prescripciones técnicas requeridas. En cuanto a la incisión necesaria, la oferta indica que es mayor o igual a 2,2-3,2 mm (estando en el límite de lo requerido de menor o igual a 2,2). Según pruebas realizadas con las muestras aportadas, se ha observado que el desplegado de la lente no es homogéneo en todos los casos, dado que los hápticos delanteros no salen siempre como debieran, en ocasiones se despliegan torsionados con el háptico invertido, lo que dificulta la implantación de la lente, suponiendo una menor suavidad en la inyección. El inyector no es de rosca. Rango de potencias de +6 hasta +30 dioptrías.	-
1	SU.PC.SANI.04.18.20.000002	D91223	L. I.O CAMARA POSTERIOR PLEGABLE ACRILICA-Microincisión (Incisiones menores o iguales a 2 mm):Si;Precargada:si;	LENTE HIDRÓFOBA. INCISION MENOR O IGUAL A 2,2 mm. PRECARGADA, ASÍ COMO LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES: DESPLEGADO HOMOGÉNEO Y NO BRUSCO, EN UN TIEMPO QUE NO SE PROLONGUE MÁS ALLÁ DEL RETIRADO DEL VISCOELÁSTICO. SUAVIDAD EN LA INYECCIÓN DE LALENTE. BUENA ESTABILIDAD EN SACO. SE VALORARÁ QUE EL INYECTOR NO SEA DE ROSCA. POTENCIA DIÓPTRICA EN RANGO DE MAYOR O IGUAL A 10 HASTA MENOR O IGUAL A 30.	BAUSCH & LOMB, S.A.	OB	CIP-100141053683 REF.MXPLC	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas, pero no aporta ventajas destacables.Tamaño de incisión recomendado mayor o igual a 2,2 mm. (estando en el límite de lo requerido). En cuanto a facilidad de utilización, el inyector es de rosca, no facilitando la inyección al tener que utilizar las dos manos para su despliegue. Seguridad de uso y resultados: durante las pruebas realizadas, en algunas ocasiones el vástago del inyector que empuja la lente mostró fragilidad al final de la inyección, con fractura del mismo, pudiendo afectar a la seguridad del paciente. Rendimiento: es adecuado por lo general, aunque en alguna ocasión el inyector de rosca puede provocar la necesidad de utilizar otra lente para el mismo ojo. Y en cuanto a eficacia es adecuada, consiguiendo la finalidad perseguida de corregir la catarata.	0
1	SU.PC.SANI.04.18.20.000002	D91223	L. I.O CAMARA POSTERIOR PLEGABLE ACRILICA-Microincisión (Incisiones menores o iguales a 2 mm):Si;Precargada:si;	LENTE HIDRÓFOBA. INCISION MENOR O IGUAL A 2,2 mm. PRECARGADA, ASÍ COMO LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES: DESPLEGADO HOMOGÉNEO Y NO BRUSCO, EN UN TIEMPO QUE NO SE PROLONGUE MÁS ALLÁ DEL RETIRADO DEL VISCOELÁSTICO. SUAVIDAD EN LA INYECCIÓN DE LALENTE. BUENA ESTABILIDAD EN SACO. SE VALORARÁ QUE EL INYECTOR NO SEA DE ROSCA. POTENCIA DIÓPTRICA EN RANGO DE MAYOR O IGUAL A 10 HASTA MENOR O IGUAL A 30.	CARL ZEISS MEDITEC IBERIA,S.A	OB	CIP-100140957319 REF.CT LUCIA 621P	Oferta que no cumple prescripciones técnicas, pues aunque la empresa en su oferta técnica indica tamaño de la incisión 2,2 mm, la propia empresa ha catalogado la lente en un Genérico de centro del Catálogo SAS diferente al solicitado, en el cual indica que la incisión no es menor o igual a 2,2, mm. Además, en la información consultada de la ficha técnica publicada por la empresa en su pagina web oficial, se recoge que el tamaño de la incisión está entre 2,2 y 2,6 mm dependiendo de la potencia dióptrica. Por lo tanto, consideramos que la oferta no cumple la prescripción técnica requerida de incisión menor o igual a 2,2, mm. aplicable a todas las potencias solicitadas.	-

<b>Código:</b>	6hWMS817PFIRMAwgfK23Mpwh12VAAo	<b>Fecha</b>	25/05/2023
<b>Firmado Por</b>	MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO		
<b>Uri De Verificación</b>	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	<b>Página</b>	4/10



ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 12/05/2023

Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
1	SU.PC.SANI.04.18.20.000002	D91223	L. I.O CAMARA POSTERIOR PLEGABLE ACRILICA-Microincisión (Incisiones menores o iguales a 2 mm);Si;Precargada:si;	LENTE HIDRÓFOBA. INCISION MENOR O IGUAL A 2,2 mm. PRECARGADA, ASÍ COMO LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES: DESPLEGADO HOMOGÉNEO Y NO BRUSCO, EN UN TIEMPO QUE NO SE PROLONGUE MÁS ALLÁ DEL RETIRADO DEL VISCOELÁSTICO. SUAVIDAD EN LA INYECCIÓN DE LA LENTE. BUENA ESTABILIDAD EN SACO. SE VALORARÁ QUE EL INYECTOR NO SEA DE ROSCA. POTENCIA DIÓPTRICA EN RANGO DE MAYOR O IGUAL A 10 HASTA MENOR O IGUAL A 30.	DAMBO S.R.L.	OB	CIP-100160288372 REF.SDHBP	Oferta que no se valora, tras haber observado esta mesa técnica que la oferta técnica presentada incluye la oferta económica, es decir el precio, que debía de haberse presentado en sobre separado.	-
1	SU.PC.SANI.04.18.20.000002	D91223	L. I.O CAMARA POSTERIOR PLEGABLE ACRILICA-Microincisión (Incisiones menores o iguales a 2 mm);Si;Precargada:si;	LENTE HIDRÓFOBA. INCISION MENOR O IGUAL A 2,2 mm. PRECARGADA, ASÍ COMO LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES: DESPLEGADO HOMOGÉNEO Y NO BRUSCO, EN UN TIEMPO QUE NO SE PROLONGUE MÁS ALLÁ DEL RETIRADO DEL VISCOELÁSTICO. SUAVIDAD EN LA INYECCIÓN DE LA LENTE. BUENA ESTABILIDAD EN SACO. SE VALORARÁ QUE EL INYECTOR NO SEA DE ROSCA. POTENCIA DIÓPTRICA EN RANGO DE MAYOR O IGUAL A 10 HASTA MENOR O IGUAL A 30.	GLOBAL SURGICAL SERVICE, SL	OB	CIP-100160257561 REF.NC1-SP	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas destacables. Microincisión de 2,2, para todas las potencias dióptricas. En cuanto a facilidad de utilización dispone de inyector sin rosca, lo que facilita la inyección con una sola mano, su desplegado homogéneo y la flexibilidad permite una buena manipulación de la lente. En cuanto a seguridad de uso y resultados no traumatiza la incisión al inyectar la lente, lo que favorece el cierre posterior de la incisión con seguridad. En cuanto a rendimiento, la facilidad de la inyección supone por lo general la utilización de una sola lente por ojo, aunque en caso de rotura capsular anterior, la lente no se puede implantar en sulcus, necesitando otra lente para solventar la situación, con la consiguiente manipulación sobre el globo ocular, lo que repercute así mismo en la seguridad de resultados. La eficacia se considera adecuada, aunque no disponemos de amplios resultados contrastados en nuestra práctica quirúrgica.	20
1	SU.PC.SANI.04.18.20.000002	D91223	L. I.O CAMARA POSTERIOR PLEGABLE ACRILICA-Microincisión (Incisiones menores o iguales a 2 mm);Si;Precargada:si;	LENTE HIDRÓFOBA. INCISION MENOR O IGUAL A 2,2 mm. PRECARGADA, ASÍ COMO LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES: DESPLEGADO HOMOGÉNEO Y NO BRUSCO, EN UN TIEMPO QUE NO SE PROLONGUE MÁS ALLÁ DEL RETIRADO DEL VISCOELÁSTICO. SUAVIDAD EN LA INYECCIÓN DE LA LENTE. BUENA ESTABILIDAD EN SACO. SE VALORARÁ QUE EL INYECTOR NO SEA DE ROSCA. POTENCIA DIÓPTRICA EN RANGO DE MAYOR O IGUAL A 10 HASTA MENOR O IGUAL A 30.	HANITA LENSES IBERICA, S.L	OB	CIP-100153526470 REF.SLHPEZ	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas requeridas pero no aporta ventajas destacables. La incisión necesaria es de 2,2 mm (estando en el límite de lo requerido de menor o igual a 2,2). En cuanto a facilidad de utilización el sistema de inyección es menos suave que el de la oferta de Medicontur, por lo que puede dificultar la implantación de la lente, lo que implica mayor manipulación de la lente dentro del ojo. Seguridad de uso y resultados: al tener la zona de inyección del viscoelástico más grande que otras ofertas presentadas, hay mayor riesgo de movilización de la lente al inyectar el viscoelástico, lo que puede dificultar su plegado y posterior inyección. Rendimiento: debido a la posibilidad de mal plegado por el mecanismo de inyección del viscoelástico y por la menor suavidad a la hora de la implantación, puede ser necesario el uso de más de una unidad para lograr el objetivo perseguido. En cuanto a eficacia, se considera adecuada, aunque no disponemos de amplios resultados contrastados en nuestra práctica quirúrgica.	0
1	SU.PC.SANI.04.18.20.000002	D91223	L. I.O CAMARA POSTERIOR PLEGABLE ACRILICA-Microincisión (Incisiones menores o iguales a 2 mm);Si;Precargada:si;	LENTE HIDRÓFOBA. INCISION MENOR O IGUAL A 2,2 mm. PRECARGADA, ASÍ COMO LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES: DESPLEGADO HOMOGÉNEO Y NO BRUSCO, EN UN TIEMPO QUE NO SE PROLONGUE MÁS ALLÁ DEL RETIRADO DEL VISCOELÁSTICO. SUAVIDAD EN LA INYECCIÓN DE LA LENTE. BUENA ESTABILIDAD EN SACO. SE VALORARÁ QUE EL INYECTOR NO SEA DE ROSCA. POTENCIA DIÓPTRICA EN RANGO DE MAYOR O IGUAL A 10 HASTA MENOR O IGUAL A 30.	JJ SURGICAL VISION SPAIN S.L.U.	OB	CIP-100141095304 REF.DCB00	Oferta que no cumple prescripciones técnicas, pues aunque la empresa en su oferta técnica indica tamaño incisión de 2,2-2,4 mm, la propia empresa ha catalogado la lente en un Genérico de cnetro del Catálogo SAS diferente al solicitado, en el cual indica que la incisión no es menor o igual a 2,2, mm. Por lo tanto, consideramos que la oferta no cumple la prescripción técnica requerida de incisión menor o igual a 2,2, mm aplicable a todas las potencias solicitadas. Además el inyector es de rosca, no facilitando la inyección al tener que utilizar las dos manos para su despliegue	-

<b>Código:</b>	6hWMS817PFIRMAwgfK23Mpwh12VAAo	<b>Fecha</b>	25/05/2023
<b>Firmado Por</b>	MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO	<b>Página</b>	5/10
<b>Uri De Verificación</b>	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>		



ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 12/05/2023

Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
1	SU.PC.SANI.04.18.20.000002	D91223	L. I.O CAMARA POSTERIOR PLEGABLE ACRILICA-Microincisión (Incisiones menores o iguales a 2 mm);Si;Precargada:si;	LENTE HIDRÓFOBA. INCISION MENOR O IGUAL A 2,2 mm. PRECARGADA, ASÍ COMO LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES: DESPLEGADO HOMOGÉNEO Y NO BRUSCO, EN UN TIEMPO QUE NO SE PROLONGUE MÁS ALLÁ DEL RETIRADO DEL VISCOELÁSTICO. SUAVIDAD EN LA INYECCIÓN DE LALENTE. BUENA ESTABILIDAD EN SACO. SE VALORARÁ QUE EL INYECTOR NO SEA DE ROSCA. POTENCIA DIÓPTRICA EN RANGO DE MAYOR O IGUAL A 10 HASTA MENOR O IGUAL A 30.	Medical Mix, S.L.U.	OB	CIP-100111158411 REF.MicroPure 123	Oferta que no cumple prescripciones técnicas, pues aunque la empresa en su oferta técnica indica tamaño incisión es menor o igual a 2,2 mm, la propia empresa ha catalogado la lente en un Genérico de centro del Catálogo SAS diferente al solicitado, en el cual indica que la incisión no es menor o igual a 2,2, mm. Por lo tanto, consideramos que la oferta no cumple la prescripción técnica requerida de incisión menor o igual a 2,2, mm aplicable a todas las potencias solicitadas. Según estudios publicados la lente puede tener una tasa de opacificación elevada, lo que implicaría tener que realizar una capsulotomía posterior con mayor frecuencia.	-
1	SU.PC.SANI.04.18.20.000002	D91223	L. I.O CAMARA POSTERIOR PLEGABLE ACRILICA-Microincisión (Incisiones menores o iguales a 2 mm);Si;Precargada:si;	LENTE HIDRÓFOBA. INCISION MENOR O IGUAL A 2,2 mm. PRECARGADA, ASÍ COMO LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES: DESPLEGADO HOMOGÉNEO Y NO BRUSCO, EN UN TIEMPO QUE NO SE PROLONGUE MÁS ALLÁ DEL RETIRADO DEL VISCOELÁSTICO. SUAVIDAD EN LA INYECCIÓN DE LALENTE. BUENA ESTABILIDAD EN SACO. SE VALORARÁ QUE EL INYECTOR NO SEA DE ROSCA. POTENCIA DIÓPTRICA EN RANGO DE MAYOR O IGUAL A 10 HASTA MENOR O IGUAL A 30.	MEDICONTUR-AVI	OB	CIP-100105593398 REF.877PAY	Oferta muy buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas muy destacables. Microincisión de 2,2 mm para todas las potencias dióptricas. Al disponer la casa comercial de potencias extremas (aunque no se han solicitado en este lote), en caso de tener que utilizarlas aporta la ventaja de que es el mismo mecanismo de actuación al ser el mismo proveedor, lo que facilitaría la utilización de dichas potencias extremas. En cuanto a facilidad de utilización dispone de inyector sin rosca, lo que facilita la inyección con una sola mano, su desplegado homogéneo y la flexibilidad permite una buena manipulación de la lente. En cuanto a seguridad de uso y resultados, no traumatiza la incisión al inyectar la lente, lo que favorece el cierre posterior de la incisión con mucha seguridad. En cuanto a rendimiento, la facilidad de la inyección supone la utilización de una sola lente por ojo. También, en caso de rotura capsular anterior la propia lente se puede implantar en sulcus, sin necesidad de sacar esta lente y usar otra, con la consiguiente disminución de la manipulación sobre el globo ocular, lo que repercute así mismo en la seguridad de resultados. Eficacia: es muy adecuada, su baja tasa de opacidad capsular y el hecho de ser muy estable dentro del saco capsular por la morfología de sus hápticos, asegura la corrección de la catarata de forma muy eficaz, de lo cual disponemos de amplios resultados contrastados en nuestra practica quirúrgica.	40
1	SU.PC.SANI.04.18.20.000002	D91223	L. I.O CAMARA POSTERIOR PLEGABLE ACRILICA-Microincisión (Incisiones menores o iguales a 2 mm);Si;Precargada:si;	LENTE HIDRÓFOBA. INCISION MENOR O IGUAL A 2,2 mm. PRECARGADA, ASÍ COMO LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES: DESPLEGADO HOMOGÉNEO Y NO BRUSCO, EN UN TIEMPO QUE NO SE PROLONGUE MÁS ALLÁ DEL RETIRADO DEL VISCOELÁSTICO. SUAVIDAD EN LA INYECCIÓN DE LALENTE. BUENA ESTABILIDAD EN SACO. SE VALORARÁ QUE EL INYECTOR NO SEA DE ROSCA. POTENCIA DIÓPTRICA EN RANGO DE MAYOR O IGUAL A 10 HASTA MENOR O IGUAL A 30.	Rayner Surgical, S.L.	OB	CIP-0000000000000 REF.RAO800C	La oferta no cumple el requisito obligatorio de disponer de código CIP en el momento de presentación de oferta, siendo este requisito obligatorio según el pliego, por lo que no se puede valorar	-

<b>Código:</b>	6hWMS817PFIRMAwgfK23Mpwh12VAAo	<b>Fecha</b>	25/05/2023
<b>Firmado Por</b>	MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO		
<b>Uri De Verificación</b>	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	<b>Página</b>	6/10



ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 12/05/2023

Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
2	SU.PC.SANI.04.18.20.000002	D91223	L. I.O CAMARA POSTERIOR PLEGABLE ACRILICA-Microincisión (Incisiones menores o iguales a 2 mm);Si;Precargada:si;	LENTE HIDRÓFOBA. INCISION MENOR O IGUAL A 2,2 mm. PRECARGADA, ASÍ COMO LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES: DESPLEGADO HOMOGÉNEO Y NO BRUSCO, EN UN TIEMPO QUE NO SE PROLONGUE MÁS ALLÁ DEL RETIRADO DEL VISCOELÁSTICO. SUAVIDAD EN LA INYECCIÓN DE LALENTE. BUENA ESTABILIDAD EN SACO. SE VALORARÁ QUE EL INYECTOR NO SEA DE ROSCA. POTENCIA DIÓPTRICA EN RANGO DE MAYOR A 30 HASTA MENOR O IGUAL A 35	BAUSCH & LOMB, S.A.	OB	CIP-100141053683 REF.MXPLC	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas, pero no aporta ventajas destacables.Tamaño de incisión recomendado mayor o igual a 2,2 mm. (estando en el límite de lo requerido). En cuanto a facilidad de utilización, el inyector es de rosca, no facilitando la inyección al tener que utilizar las dos manos para su despliegue. Seguridad de uso y resultados: durante las pruebas realizadas, en algunas ocasiones el vástago del inyector que empuja la lente mostró fragilidad al final de la inyección, con fractura del mismo, pudiendo afectar a la seguridad del paciente. Rendimiento: es adecuado por lo general, aunque en alguna ocasión el inyector de rosca puede provocar la necesidad de utilizar otra lente para el mismo ojo. Y en cuanto a eficacia es adecuada, consiguiendo la finalidad perseguida de corregir la catarata.	0
2	SU.PC.SANI.04.18.20.000002	D91223	L. I.O CAMARA POSTERIOR PLEGABLE ACRILICA-Microincisión (Incisiones menores o iguales a 2 mm);Si;Precargada:si;	LENTE HIDRÓFOBA. INCISION MENOR O IGUAL A 2,2 mm. PRECARGADA, ASÍ COMO LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES: DESPLEGADO HOMOGÉNEO Y NO BRUSCO, EN UN TIEMPO QUE NO SE PROLONGUE MÁS ALLÁ DEL RETIRADO DEL VISCOELÁSTICO. SUAVIDAD EN LA INYECCIÓN DE LALENTE. BUENA ESTABILIDAD EN SACO. SE VALORARÁ QUE EL INYECTOR NO SEA DE ROSCA. POTENCIA DIÓPTRICA EN RANGO DE MAYOR A 30 HASTA MENOR O IGUAL A 35	MEDICONTUR-AVI	OB	CIP-100105593398 REF.877PAY	Oferta muy buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas muy destacables. Microincisión de 2,2 mm para todas las potencias dióptricas. Al disponer la casa comercial de potencias extremas (aunque no se han solicitado en este lote), en caso de tener que utilizarlas aporta la ventaja de que es el mismo mecanismo de actuación al ser el mismo proveedor, lo que facilitaría la utilización de dichas potencias extremas. En cuanto a facilidad de utilización dispone de inyector sin rosca, lo que facilita la inyección con una sola mano, su despliegue homogéneo y la flexibilidad permite una buena manipulación de la lente. En cuanto a seguridad de uso y resultados, no traumatiza la incisión al inyectar la lente, lo que favorece el cierre posterior de la incisión con mucha seguridad. En cuanto a rendimiento, la facilidad de la inyección supone la utilización de una sola lente por ojo. También, en caso de rotura capsular anterior la propia lente se puede implantar en sulcus, sin necesidad de sacar esta lente y usar otra, con la consiguiente disminución de la manipulación sobre el globo ocular, lo que repercute así mismo en la seguridad de resultados. Eficacia: es muy adecuada, su baja tasa de opacidad capsular y el hecho de ser muy estable dentro del saco capsular por la morfología de sus hápticos, asegura la corrección de la catarata de forma muy eficaz, de lo cual disponemos de amplios resultados contrastados en nuestra practica quirúrgica.	40
3	SU.PC.SANI.04.18.20.000002	D91221	L. I.O CAMARA POSTERIOR PLEGABLE ACRILICA-Microincisión (Incisiones menores o iguales a 2 mm);Si;Precargada:no;	LENTE HIDRÓFOBA. INCISION MENOR O IGUAL A 2,2 mm. PRECARGADA, ASÍ COMO LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES: DESPLEGADO HOMOGÉNEO Y NO BRUSCO, EN UN TIEMPO QUE NO SE PROLONGUE MÁS ALLÁ DEL RETIRADO DEL VISCOELÁSTICO. SUAVIDAD EN LA INYECCIÓN DE LALENTE. BUENA ESTABILIDAD EN SACO. SE VALORARÁ QUE EL INYECTOR NO SEA DE ROSCA. POTENCIA DIÓPTRICA DE RANGO DE MAYOR O IGUAL A -10 HASTA MENOR A 10			NO HAY OFERTAS		
4	SU.PC.SANI.04.18.25.000001	E90275	L. I.O MONOFOCAL TÓRICA-Microincisión (Incisiones menores o iguales a 2 mm);No;	LENTE TÓRICA CON AL MENOS HASTA 5,5 DIOPTRIAS EN PLANO DELENTE. HIDROFOBAS	BAUSCH & LOMB, S.A.	OB	CIP-100100721497 REF.MX60T	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas destacables. Dispone de hasta 6 dioptrías. Incisión que se recomienda es de 2,2 mm. En cuanto a facilidad de utilización el inyector es de rosca, por lo que puede dificultar la técnica de implantación al tener que utilizar las dos manos. En cuanto a seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados. Rendimiento es adecuado, con una unidad es suficiente para realizar el implante. Y en cuanto a eficacia cumple con la finalidad perseguida de corregir la visión a larga distancia.	20

<b>Código:</b>	6hWMS817PFIRMAwgfK23Mpwh12VAAo	<b>Fecha</b>	25/05/2023
<b>Firmado Por</b>	MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO		
<b>Uri De Verificación</b>	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	<b>Página</b>	7/10



ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 12/05/2023

Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
4	SU.PC.SANI.04.18.25.000001	E90275	L. I.O MONOFOCAL TÓRICA-Microincisión (Incisiones menores o iguales a 2 mm):No;	LENTE TÓRICAS CON AL MENOS HASTA 5,5 DIOPTRIAS EN PLANO DE LENTE. HIDROFOBAS	GLOBAL SURGICAL SERVICE, SL	OB	CIP-100146987813 REF.XY1A-SP	Oferta que no cumple prescripciones técnicas, en la ficha técnica de la empresa se indica incisiones inferiores o iguales a 2,00 mm, y en el pliego se esta requiriendo que las incisiones no sean menores o iguales a 2 mm.	-
4	SU.PC.SANI.04.18.25.000001	E90275	L. I.O MONOFOCAL TÓRICA-Microincisión (Incisiones menores o iguales a 2 mm):No;	LENTE TÓRICAS CON AL MENOS HASTA 5,5 DIOPTRIAS EN PLANO DE LENTE. HIDROFOBAS	Medical Mix, S.L.U.	OB	CIP-100154586972 REF.PodEye Toric	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. El inyector no es precargado, con lo cual se tiene que realizar mayor manipulación de la lente. En cuanto a seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para los pacientes. El tamaño de la incisión es mayor a 2 por lo que se ajusta a lo requerido en este lote y dispone de hasta 6 dioptrias. Rendimiento y eficacia es adecuadaC, cumpliendo con los fines a los que va destinado de corregir la visión a larga distancia con la utilización de una sola lente.	20
5	SU.PC.SANI.04.18.20.000002	D91213	L. I.O CAMARA POSTERIOR PLEGABLE ACRILICA-Microincisión (Incisiones menores o iguales a 2 mm):No;Precargada:no ;	LENTE DE TRES PIEZAS HIDRÓFOBA PARA sulcusS. SE VALORARÁ EL RANGO DE POTENCIAS DISPONIBLE	CARL ZEISS MEDITEC IBERIA,S.A	OB	CIP-100131112972 REF.CT LUCIA 202	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas destacables. El rango de potencias dióptricas es de +4,0 a +34,0 D, con incrementos de 0,5 D, rango que se considera adecuado. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso. En cuanto a seguridad de uso y resultados no presenta ningun riesgo asociado a los pacientes. Rendimiento y eficacia es adecuada cumpliendo con los fines a los que va destinado de corregir la catarata con la utilización de una unidad.	20
6	SU.PC.SANI.04.18.30.000000	E79704	ANILLO CAPSULAR-Precargado:SI;	PRECARGADO	BAUSCH & LOMB, S.A.	OB	CIP-100094700074 REF.ACPI-11	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso. En cuanto a seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados. Rendimiento y eficacia es adecuada cumpliendo con los fines a los que va destinado con la utilización de una unidad.	20
6	SU.PC.SANI.04.18.30.000000	E79704	ANILLO CAPSULAR-Precargado:SI;	PRECARGADO	EQUIPAMIENTO S SANITARIOS S.A.	OB	CIP-100160249782 REF.CTRL1311	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso. En cuanto a seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados. Rendimiento y eficacia es adecuada cumpliendo con los fines a los que va destinado con la utilización de una unidad.	20
6	SU.PC.SANI.04.18.30.000000	E79704	ANILLO CAPSULAR-Precargado:SI;	PRECARGADO	MEDICONTUR-AVI	OB	CIP-100091765421 REF.11ACB y variantes	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso. En cuanto a seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados. Rendimiento y eficacia es adecuada cumpliendo con los fines a los que va destinado con la utilización de una unidad.	20
7	SU.PC.SANI.04.18.30.000005	B60905	ANILLO INTRACORNEAL - GC	NO ASIMETRICO	Medical Mix, S.L.U.	OB	CIP-100114303186 REF.MP-SISA120M200	Oferta base buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso. En cuanto a seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados. Rendimiento y eficacia es adecuada cumpliendo con los fines a los que va destinado con la utilización de una unidad.	20
8	SU.PC.SANI.04.18.30.000005	B60905	ANILLO INTRACORNEAL - GC	ASIMETRICO	NO HAY OFERTAS				
9	SU.PC.SANI.04.18.40.100002	B47017	VALVULA GLAUCOMA SIMPLE C/ RESTRICION DE FLUJO-MATERIAL:silicona de grado medico;	DE SILICONA DE GRADO MEDICO	NO HAY OFERTAS				

<b>Código:</b>	6hWMS817PFIRMAwgfK23Mpwh12VAAo	<b>Fecha</b>	25/05/2023
<b>Firmado Por</b>	MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO		
<b>Uri De Verificación</b>	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	<b>Página</b>	8/10



ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 12/05/2023

Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
10	SU.PC.SANI.04.18.40.200002	E92380	IMPLANTE DE FILTRACIÓN PARA GLAUCOMA-Lumen Interno:[45-45];	PARA COLOCACIÓN VÍA INTERNA Y DRENAJE SUBCONJUNTIVAL. LUMEN INTERNO DE 45 Y 63 MICROMETROS. MATERIAL DERIVADO DE PORCINO O SIMILAR.	ABBVIE SPAIN, S.L.U.	OB	CIP-100103896558 REF.5507-001 XEN-45 y variantes	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso. En cuanto a seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados. Rendimiento y eficacia es adecuada cumpliendo con los fines a los que va destinado con la utilización de una unidad.	20
11	SU.PC.SANI.04.18.50.000003	B38464	PROTESIS INTRAOCULAR: ESFERICA PARA ENUCLEACION-MATERIAL:polietileno	MATERIAL POLIETILENO POROSO DE ALTA DENSIDAD	EQUIPAMIENTO S SANITARIOS S.A.	OB	CIP-100127719796 REF.S6.6016 y variantes	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso. En cuanto a seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados. Rendimiento y eficacia es adecuada cumpliendo con los fines a los que va destinado con la utilización de una unidad.	20
12	SU.PC.SANI.04.18.60.000000	B39685	PROTESIS PALPEBRAL-MATERIAL:oro de 99.9% de pureza;	MATERIAL ORO DE 99.9% DE PUREZA	NO HAY OFERTAS				
13	SU.PC.SANI.04.18.80.200000	B38229	SUSPENSORIO-Talla:11;	EN FORMA DE BANDA. MEDIDAS DE 2,5 Y 3,5mm	NO HAY OFERTAS				
14	SU.PC.SANI.04.18.00.000000	E57161	L. I.O CAMARA ANTERIOR RIGIDA PMMA DE FIJACIÓN IRIDIANA-Precargada:no;	SE VALORARA MAYOR RANGO DE POTENCIAS DISPONIBLES	NO HAY OFERTAS				
15	SU.PC.SANI.04.18.20.100002	E77375	L. I.O PSEUDOFÁQUICAS SUPLEMENTARIAS-Microincisión (Incisiones menores o iguales a 2 mm):No;Precargada:no	LENTE HIDRÓFILA. INCISION MENOR O IGUAL A 2,2 mm. NO PRECARGADA, ASÍ COMO LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES: DESPLEGADO HOMOGÉNEO Y NO BRUSCO, EN UN TIEMPO QUE NO SE PROLONGUE MÁS ALLÁ DEL RETIRADO DEL VISCOELÁSTICO. SUAVIDAD EN LA INYECCIÓN DE LALENTE. BUENA ESTABILIDAD EN SU USO.	MEDICONTUR-AVI	OB	CIP-100105893126 REF.A4SW00	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso. En cuanto a seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados. Rendimiento y eficacia es adecuada cumpliendo con los fines a los que va destinado con la utilización de una unidad.	20
15	SU.PC.SANI.04.18.20.100002	E77375	L. I.O PSEUDOFÁQUICAS SUPLEMENTARIAS-Microincisión (Incisiones menores o iguales a 2 mm):No;Precargada:no	LENTE HIDRÓFILA. INCISION MENOR O IGUAL A 2,2 mm. NO PRECARGADA, ASÍ COMO LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES: DESPLEGADO HOMOGÉNEO Y NO BRUSCO, EN UN TIEMPO QUE NO SE PROLONGUE MÁS ALLÁ DEL RETIRADO DEL VISCOELÁSTICO. SUAVIDAD EN LA INYECCIÓN DE LALENTE. BUENA ESTABILIDAD EN SU USO.	Rayner Surgical, S.L.	OB	CIP-000000000000 REF.IOL700L	La oferta no cumple el requisito obligatorio de disponer de código CIP en el momento de presentación de oferta, siendo este requisito obligatorio según el pliego, por lo que no se puede valorar	-
16	SU.PC.SANI.04.18.00.001000	B40058	L. I.O CAMARA ANTERIOR RIGIDA PMMA-Precargada:no;	RANGO POTENCIAS DIÓPTRICAS AL MENOS DE +5 A +30.	NO HAY OFERTAS				
17	SU.PC.SANI.04.18.20.000002	D91213	L. I.O CAMARA POSTERIOR PLEGABLE ACRILICA-Microincisión (Incisiones menores o iguales a 2 mm):No;Precargada:no;	LENTE HIDRÓFOBA. INCISION MENOR O IGUAL A 2,2 mm. NO PRECARGADA. ANCLADA A ESCLERA. Y LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES: DESPLEGADO HOMOGÉNEO Y NO BRUSCO, EN UN TIEMPO QUE NO SE PROLONGUE MÁS ALLÁ DEL RETIRADO DEL VISCOELÁSTICO. SUAVIDAD EN LA INYECCIÓN DE LALENTE, DEBERA INCLUIR EL INYECTOR NECESARIO PARA EL IMPLANTE. POTENCIA DIÓPTRICA DE RANGO DE MAYOR O IGUAL A 5 HASTA MENOR O IGUAL A 35.	NO HAY OFERTAS				

<b>Código:</b>	6hWMS817PFIRMAwgfK23MpwH12VAAo	<b>Fecha</b>	25/05/2023
<b>Firmado Por</b>	MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO		
<b>Uri De Verificación</b>	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	<b>Página</b>	9/10



ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 12/05/2023

Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
------	---------------	----	--------------	-----------------------------	-----------	-----	------------	-----------------	--------

Córdoba, a fecha de firma digital

Cada uno de los componentes de la presente comisión técnica, firmantes del presente informe, manifiestan la ausencia de conflicto de intereses en la presente licitación de acuerdo al artículo 64 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014

Directora de la UGC de Oftalmología de HURS

AGSCS Responsable del Servicio de Oftalmología

Firmado por la secretaria de la  
 mesa de contratación Eva Rojas  
 Calvo el día 25 de mayo de 2023

<b>Código:</b>	6hWMS817PFIRMAwgfK23Mpwh12VAAo	<b>Fecha</b>	25/05/2023
<b>Firmado Por</b>	MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO		
<b>Uri De Verificación</b>	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	<b>Página</b>	10/10

