

**INFORME DE VALORACIÓN TÉCNICA
EXP. 2023017. CONTRATO DE SUMINISTRO DE UN CRIOSTATO CONSISTENTE EN UN
MICROTOMO DENTRO DE UNA CÁMARA FRÍA**

Procedimiento ABIERTO SIMPLIFICADO

❖ OBJETO DEL INFORME

El presente informe tiene como objeto valorar técnicamente las ofertas técnicas que han sido presentadas por los licitadores interesados en concurrir en el marco del expediente de contratación del expediente 2023017 conforme a los criterios evaluables mediante juicio de valor.

❖ ANTECEDENTES

FIMABIS, en el desarrollo y correcta ejecución de su actividad, lleva a cabo la contratación del *“suministro de un microtomo consistente en un microtomo situado dentro de una cámara fría”* para dotación de la Unidad de Apoyo a la Investigación de Histología de IBIMA-Plataforma Bionand para apoyar los proyectos de investigación que se llevan a cabo en el Instituto.

Para conocer las características de los suministros ofertados por los licitadores, se les requería que aportaran una Memoria Técnica descriptiva de los suministros ofertados en el marco del objeto del contrato y cuya calidad se encuentra sujeta a valoración conforme a los criterios subjetivos o sometidos a juicio de valor establecidos en el Pliego

Del examen de la documentación técnica contenida en el **Archivo electrónico número 1** de las empresas licitadores se concluye que:

- LEICA MICROSISTEMAS SLU

incluye una memoria técnica adecuada y con el contenido mínimo suficiente para proceder a su valoración.

❖ INFORME TÉCNICO

En base a lo anterior, se evalúan a continuación los criterios evaluables mediante juicio de valor de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 14 del pliego de condiciones particulares, **(máximo puntos)**.

CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR	PUNTOS
MEMORIA TÉCNICA: Hasta un máximo de 25 puntos. Se valorarán la descripción detallada del suministro a prestar, y en concreto, el grado de detalle ofrecido por el licitador, que permita a la Fundación una comprensión adecuada y suficiente de la propuesta de ejecución del suministro. Ello conforme a las siguientes posibilidades: Posibilidad 1: Muy Buena: El equipamiento propuesto no solo se ajusta a los requerimientos técnicos, sino que los mejora, permite una comprensión de la oferta de forma clara y sencilla, ajustándose <u>altamente</u> los suministros ofertados, desde un punto de vista técnico, con las necesidades por las que FIMABIS licita los suministros de referencia. Se asigna 20-25 puntos. Posibilidad 2: Buena: El equipamiento propuesto se ajusta <u>notablemente</u> a las características requeridas en el objeto del contrato. La Memoria técnica presentada permite una comprensión de la oferta de forma clara y sencilla, ajustándose, con carácter notable, los suministros ofertados a las necesidades por las que FIMABIS licita los suministros de referencia. Se asigna 12-19 puntos. Posibilidad 3: Suficiente: El equipamiento ofertado se ajusta con carácter <u>suficiente</u> a las características mínimas establecidas en el objeto del contrato. La Memoria técnica presentada permite una comprensión de la oferta de forma clara y sencilla, ajustándose, con carácter suficiente, los suministros ofertados a las necesidades por las que FIMABIS licita los suministros de referencia. Se asigna 1-11 puntos. Posibilidad 4: Insuficiente: El equipamiento ofertado presenta deficiencias significativas o no se ajusta a la totalidad de requerimientos técnicos especificados en el objeto del contrato. Se asigna 0 puntos.	25

Tras la valoración del cumplimiento de los requisitos mínimos, se concluye lo siguiente:

- (i) La oferta presentada por la empresa **LEICA MICROSISTEMAS SLU**, cumple los requisitos mínimos exigidos en el apartado 2 del Pliego, siendo la valoración de la memoria técnica la siguiente:


Memoria técnica: la memoria técnica es clara y concisa.

En relación al criostato consistente en un microtomo dentro de una cámara fría, se cumplen tanto las medidas solicitadas como el sistema de aislamiento térmico y doble compresión de hasta - 50°C.

También se ajusta a los requerimientos de seguridad, control de grosor de corte y velocidad, motorización y demás puntos exigidos en el pliego.

La memoria técnica aportada por LEICA MICROSISTEMAS SLU Ha sido valorada como muy buena, otorgándole un total de **23 puntos.**

En Málaga, a 21 de junio de 2023



Vocal técnico:

D. Alejandro Domínguez Moreno

Responsable Técnico ECAI Histología IBIMA-Plataforma Bionand