

INFORME TÉCNICO DE VALORACIÓN DE CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN NO AUTOMÁTICOS

RELATIVO AL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN CON NÚMERO SIGLO 989/2022. SUMINISTRO DE MATERIAL ESPECÍFICO PARA VENTILACIÓN Y MONITORIZACIÓN CARDIORESPIRATORIA CON DISPONIBILIDAD DE USO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA LA UTILIZACIÓN DEL MATERIAL OBJETO DEL CONTRATO PARA LOS CENTROS SANITARIOS ADSCRITOS A LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE CÁDIZ, PERTENECIENTES AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD Y CORRESPONDIENTE AL CATÁLOGO DE BIENES Y SERVICIOS DEL S. A. S., Subgrupo SU.PC.SANI.01.10.

	Índice	Página
	1. ANTECEDENTES	1
	2. EMPRESAS LICITADORAS ADMITIDAS	15
	3. OFERTAS RECIBIDAS POR AGRUPACIONES Y LOTES	16
	4. ANÁLISIS INICIAL DE LA DOCUMENTACIÓN, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES EXIGIDAS EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS	33
5.	5. VALORACIÓN DE LAS OFERTAS DE LAS LICITADORAS RECIBIDAS POR LA COMISION TECNICA CONFORME A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN NO AUTOMÁTICOS.	36

1- ANTECEDENTES. -

SUMINISTRO, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO DE MATERIAL ESPECÍFICO PARA VENTILACIÓN Y MONITORIZACIÓN CARDIORESPIRATORIA CON DISPONIBILIDAD DE USO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA LA UTILIZACIÓN DEL MATERIAL OBJETO DEL CONTRATO PARA LOS CENTROS SANITARIOS ADSCRITOS A LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE CÁDIZ, PERTENECIENTES AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD Y CORRESPONDIENTE AL CATALOGO DE BIENES Y SERVICIOS DEL S. A. S., Subgrupo SU.PC.SANI.01.10.

Número de expediente SIGLO 989/2022 , (CCA: +6.6J5EZY3)

Las Agrupaciones de lotes y lotes independientes de productos objeto de la licitación se encuentran en el ANEXO I del Pliego de Prescripciones Técnicas de éste expediente. Las agrupaciones de lotes y lotes se reproducen a continuación.

ANEXO I PPT EXPTE. 989/2022

Agr.	Lote	Clasificación	Descripción artículo	GC	Descripción GC	Características técnicas específicas adicionales	Puesta a disposición Equipo
1	1	SU.PC.SANI.01.1 0.04.200007		C55314	MASCARILLA LARINGEA DOBLE VIA DESECHABLE- Tamaño:adulto;Talla:[5-5];	Sin características técnicas adicionales	
1	2	SU.PC.SANI.01.1 0.04.200007		C55316	MASCARILLA LARINGEA DOBLE VIA DESECHABLE- Tamaño:adulto;Talla:[4-4];	Sin características técnicas adicionales	
1	3	SU.PC.SANI.01.1 0.04.200007		C55317	MASCARILLA LARINGEA DOBLE VIA DESECHABLE- Tamaño:niño;Talla:[3-3];	Sin características técnicas adicionales	
1	4	SU.PC.SANI.01.1 0.04.200007		D60398	MASCARILLA LARINGEA DOBLE VIA DESECHABLE- Tamaño:niño;Talla:[2-2];	Sin características técnicas adicionales	
1	5	SU.PC.SANI.01.1 0.04.200007		E03317	MASCARILLA LARINGEA DOBLE VIA DESECHABLE- Tamaño:neonato;Talla:[1-1];	Sin características técnicas adicionales	
1	6	SU.PC.SANI.01.1 0.04.200007		E47104	MASCARILLA LARINGEA DOBLE VIA DESECHABLE- Tamaño:niño;Talla:[2.5-2.5];	Sin características técnicas adicionales	
1	7	SU.PC.SANI.01.1 0.04.200007		E47164	MASCARILLA LARINGEA DOBLE VIA DESECHABLE- Tamaño:niño;Talla:[1.5-1.5];	Sin características técnicas adicionales	
2	8	SU.PC.SANI.01.1 0.04.300006		C55307	MASCARILLA LARINGEA /Gel- Tamaño:adulto;NUMERACION:[3-3];	Sin características técnicas adicionales	
2	9	SU.PC.SANI.01.1 0.04.300006		C55308	MASCARILLA LARINGEA /Gel- Tamaño:adulto;NUMERACION:[4-4];	Sin características técnicas adicionales	
2	10	SU.PC.SANI.01.1 0.04.300006		C55309	MASCARILLA LARINGEA /Gel- Tamaño:adulto;NUMERACION:[5-5];	Sin características técnicas adicionales	
2	11	SU.PC.SANI.01.1 0.04.300006		C73076	MASCARILLA LARINGEA /Gel- Tamaño:niño;NUMERACION:[2-2];	Sin características técnicas adicionales	
2	12	SU.PC.SANI.01.1 0.04.300006		D15228	MASCARILLA LARINGEA /Gel- Tamaño:niño;NUMERACION:[1.5-1.5];	Sin características técnicas adicionales	

Agr.	Lote	Clasificación	Descripción artículo	GC	Descripción GC	Características técnicas específicas adicionales	Puesta a disposición Equipo
2	13	SU.PC.SANI.01.1 0.04.300006		D58837	MASCARILLA LARINGEA /Gel- Tamaño:neonato;NUMERACION:[1-1];	Sin características técnicas adicionales	
2	14	SU.PC.SANI.01.1 0.04.300006		D86216	MASCARILLA LARINGEA /Gel- Tamaño:niño;NUMERACION:[2.5-2.5];	Sin características técnicas adicionales	
3	15	SU.PC.SANI.01.1 0.06.312000		B82062	TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALON / adulto- Tamaño:7.5;	Sin características técnicas adicionales	
3	16	SU.PC.SANI.01.1 0.06.312000		C24215	TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALON / adulto- Tamaño:6.0;	Sin características técnicas adicionales	
3	17	SU.PC.SANI.01.1 0.06.312000		C24216	TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALON / adulto- Tamaño:6.5;	Sin características técnicas adicionales	
3	18	SU.PC.SANI.01.1 0.06.312000		C24217	TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALON / adulto- Tamaño:8.5;	Sin características técnicas adicionales	
3	19	SU.PC.SANI.01.1 0.06.312000		C24499	TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALON / adulto- Tamaño:7.0;	Sin características técnicas adicionales	
3	20	SU.PC.SANI.01.1 0.06.312000		C24500	TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALON / adulto- Tamaño:8.0;	Sin características técnicas adicionales	
3	21	SU.PC.SANI.01.1 0.06.312000		C24506	TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALON / adulto- Tamaño:9.0;	Sin características técnicas adicionales	
4	22	SU.PC.SANI.01.1 0.08.300006		E82657	BRONCOSCOPIO DESECHABLE- Diámetro:[3.5-4.0];	Puesta a disposición de equipo compatible	SI – PANTALLA DE VISUALIZACIÓN
4	23	SU.PC.SANI.01.1 0.08.300006		E82658	BRONCOSCOPIO DESECHABLE- Diámetro:[5.0-5.5];	Puesta a disposición de equipo compatible	SI – PANTALLA DE VISUALIZACION
4	24	SU.PC.SANI.01.1 0.08.300006		F21454	BRONCOSCOPIO DESECHABLE- Diámetro:[5.5-6.0];	Puesta a disposición de equipo compatible	SI – PANTALLA DE VISUALIZACION

Agr.	Lote	Clasificación	Descripción artículo	GC	Descripción GC	Características técnicas específicas adicionales	Puesta a disposición Equipo
5	25	SU.PC.SANI.01.1 0.13.000013		E95654	MASCARILLA FACIAL PARA CPAP Y BIPAP CON VALVULA / gel- Tamaño:grande;	Sin características técnicas adicionales	
5	26	SU.PC.SANI.01.1 0.13.000013		E95883	MASCARILLA FACIAL PARA CPAP Y BIPAP CON VALVULA / gel- Tamaño:mediana;	Sin características técnicas adicionales	
6	27	SU.PC.SANI.01.1 0.13.120000		B40745	MASCARILLA FACIAL PARA CPAP Y BIPAP CON VALVULA / adulto- Tamaño:pequeña;	Sin características técnicas adicionales	
6	28	SU.PC.SANI.01.1 0.13.120000		B40746	MASCARILLA FACIAL PARA CPAP Y BIPAP CON VALVULA / adulto- Tamaño:mediana;	Sin características técnicas adicionales	
6	29	SU.PC.SANI.01.1 0.13.120000		B40747	MASCARILLA FACIAL PARA CPAP Y BIPAP CON VALVULA / adulto- Tamaño:grande;	Sin características técnicas adicionales	
7	30	SU.PC.SANI.01.1 0.21.800001		E74031	DISPOSITIVO DE MEDICIÓN NO INVASIVO DE GASTO CARDIACO- Tamaño:Grande (60-75];	Se requiere compatibilidad con equipo marca NEXFIN	
7	31	SU.PC.SANI.01.1 0.21.800001		E91630	DISPOSITIVO DE MEDICIÓN NO INVASIVO DE GASTO CARDIACO- Tamaño:Mediano (50-60];	Se requiere compatibilidad con equipo marca NEXFIN	
7	32	SU.PC.SANI.01.1 0.21.800001		E91631	DISPOSITIVO DE MEDICIÓN NO INVASIVO DE GASTO CARDIACO- Tamaño:Pequeño (40-50];	Se requiere compatibilidad con equipo marca NEXFIN	
	33	SU.PC.SANI.01.1 0.04.501000	RESUCITADOR MANUAL DESECHABLE / adultos-			Sin características técnicas adicionales	
	34	SU.PC.SANI.01.1 0.12.000002	SENSOR PULSIOXIMETRIA TIPO TIRA ADHESIVA DIGITAL / neonato-			SENSOR PULSIOXIMETRIA TIPO TIRA ADHESIVA DIGITAL / neonato-Equipo compatible:Tecnología INDISTINTA; CON SENSIBILIDAD DE TEMPERATURA A 32-33 GRADOS, Con puesta a disposición de equipo compatible	SI- PULSIOXIMETRO

Agr.	Lote	Clasificación	Descripción artículo	GC	Descripción GC	Características técnicas específicas adicionales	Puesta a disposición Equipo
	35	SU.PC.SANI.01.1 0.12.021000	SENSOR PULSIOXIMETRIA TIPO TIRA ADHESIVA DIGITAL / adulto			SENSOR PULSIOXIMETRIA TIPO TIRA ADHESIVA DIGITAL / adulto-Equipo compatible:Tecnología INDISTINTA; ; Con puesta a disposición de equipo compatible	SI- PULSIOXIMETRO
	36	SU.PC.SANI.01.1 0.12.024000	SENSOR PULSIOXIMETRIA TIPO TIRA ADHESIVA DIGITAL / pediátrico			SENSOR PULSIOXIMETRIA TIPO TIRA ADHESIVA DIGITAL / adulto-Equipo compatible:Tecnología INDISTINTA; ; Con puesta a disposición de equipo compatible	SI- PULSIOXIMETRO
	37	SU.PC.SANI.01.1 0.00.100001		B39661	MASCARILLA OXIGENO CONCENTRACION VARIABLE / adultos-FiO2 max.: [50-50];	Sin características técnicas adicionales	
	38	SU.PC.SANI.01.1 0.00.201000		B62281	CAMARA EXPANSORA INHALACION AEROSOLES CON BOQUILLA / adultos - GC	Sin características técnicas adicionales	
	39	SU.PC.SANI.01.1 0.00.205000		B44298	CAMARA EXPANSORA INHALACION AEROSOLES CON MASCARILLA / adultos - GC	Sin características técnicas adicionales	
	40	SU.PC.SANI.01.1 0.00.206000		B39378	CAMARA EXPANSORA INHALACION AEROSOLES CON MASCARILLA / pediátrico - GC	Sin características técnicas adicionales	
	41	SU.PC.SANI.01.1 0.00.000003		F78739	CIRCUITO C/ HUMIDIFICADOR Y CALENTADOR-Rango de Flujo:5- 40L/min;	Sin características técnicas adicionales	
	42	SU.PC.SANI.01.1 0.00.400000		D70611	SONDA NASAL OXIGENO SILICONA TIPO GAFA PARA ALTO FLUJO / adulto-Conexión distal:otra;	Sin características técnicas adicionales	
	43	SU.PC.SANI.01.1 0.00.401000		B39513	SONDA NASAL OXIGENO TIPO GAFA / adultos-Conexión distal:luer;Longitud de la alargadera: [0-300];	Sin características técnicas adicionales	
	44	SU.PC.SANI.01.1 0.00.500000		E59997	SOLUCION HIPERTONICA PARA NEBULIZACIONES-COMPOSICION :solución salina con ácido hialurónico;CONCENTRACIÓN DE LA SOLUCIÓN SALINA:[7-7];	Sin características técnicas adicionales	

Agr.	Lote	Clasificación	Descripción artículo	GC	Descripción GC	Características técnicas específicas adicionales	Puesta a disposición Equipo
	45	SU.PC.SANI.01.1 0.09.011000		B43033	CIRCUITO RESPIRADOR ESTANDARD C/ CONEXION PRESION-CAPNOGRAFÍA / adultos-Tipo de conexión:22f(maquina) -22m/15f (paciente);Balón:no;	Sin características técnicas adicionales	
	46	SU.PC.SANI.01.1 0.09.000000		B44630	CIRCUITO RESPIRADOR ESTANDARD C/ BOLSA-Tipo de conexión:22f(maquina) -22m/15f (paciente);Balón:si;	Sin características técnicas adicionales	
	47	SU.PC.SANI.01.1 0.09.000007		E26186	CIRCUITO RESPIRADOR ESTANDARD C/ HUMIDIFICADOR Y RESISTENCIA / adultos-Ramal secundario:si;Volumen del balón:[0- 2500];Medidas de los adaptadores:22h- 22m;Alma:coarrugada;	Sin características técnicas adicionales	
	48	SU.PC.SANI.01.1 0.09.200002		E74280	CIRCUITO RESPIRADOR TRANSPORTE CON VALVULA ESPIRATORIA Y SENSOR-Tipo de conexión:22h-22m/15h;Equipo asociado:Oxilog 3000/ 3000 plus / 200plus;Longitud del tubo:[100- 300];Volumen del balón:[0-0];	Sin características técnicas adicionales	
	49	SU.PC.SANI.01.1 0.09.200002		F60548	CIRCUITO RESPIRADOR TRANSPORTE CON VALVULA ESPIRATORIA Y SENSOR-Tipo de conexión:22 m-22h;Equipo asociado:Vitae 40;Longitud del tubo: [100-300];Volumen del balón:[0-0];	Sin características técnicas adicionales	
	50	SU.PC.SANI.01.1 0.10.210000		C25424	FILTRO BACTERIAS-VIRUS CON HUMIDIFICADOR Y TUBO COARRUGADO RECTO- Tamaño:adulto;	Sin características técnicas adicionales	
	51	SU.PC.SANI.01.1 0.10.212000		C24545	FILTRO BACTERIAS-VIRUS CON HUMIDIFICADOR Y TUBO COARRUGADO GIRATORIO- Tamaño:adulto;	Sin características técnicas adicionales	

Agr.	Lote	Clasificación	Descripción artículo	GC	Descripción GC	Características técnicas específicas adicionales	Puesta a disposición Equipo
	52	SU.PC.SANI.01.1 0.12.100000		B73801	CAPNOGRAFIA: SONDA NASAL- Conexión distal:luer-lock;Longitud de la alargadera:[0-300];	Sin características técnicas adicionales	
	53	SU.PC.SANI.01.1 0.12.100003		C47607	CAPNOGRAFIA Y : SONDA NASAL / adulto-Conexión distal:otra;Longitud de la alargadera: [0-300];	Sin características técnicas adicionales	
	54	SU.PC.SANI.01.1 0.12.200000		E65049	SENSOR CO2 Y FLUJO PARA MONITOR-Tamaño del sensor:Adulto;	Sin características técnicas adicionales	
	55	SU.PC.SANI.01.1 0.15.215000		C25631	FILTRO PARA ESPIROGRAFO- Diámetro del filtro:[30-30];	Sin características técnicas adicionales	
	56	SU.PC.SANI.01.1 0.20.001000		B40767	ELECTRODO DE MONITORIZACION CORTA/ adultos- Tamaño:adulto;Radiotransparente:n o;TIPO DE CONEXION ELECTRODO:corchete;	Sin características técnicas adicionales	
	57	SU.PC.SANI.01.1 0.20.200004		B44865	ELECTRODO DIAGNOSTICO P / EKG / adulto- Tamaño:adulto;Radiotransparente:n o;TIPO DE CONEXION ELECTRODO:banana;	Sin características técnicas adicionales	
	58	SU.PC.SANI.01.1 0.20.200004		C25661	ELECTRODO DIAGNOSTICO P / EKG / adulto- Tamaño:adulto;Radiotransparente:si; TIPO DE CONEXION ELECTRODO:lengüeta;	Sin características técnicas adicionales	
	59	SU.PC.SANI.01.1 0.20.501000		D45472	ELECTRODO DESFIBRILACION TRANSCUTANEA C/CABLE-Equipo compatible:Desfibriladores Philips;	Sin características técnicas adicionales	
	60	SU.PC.SANI.01.1 0.20.501000		D56083	ELECTRODO DESFIBRILACION TRANSCUTANEA C/CABLE-Equipo compatible:medtronic physiocontrol lifepak 9/10/12/500 y quick combo;	Sin características técnicas adicionales	

Agr.	Lote	Clasificación	Descripción artículo	GC	Descripción GC	Características técnicas específicas adicionales	Puesta a disposición Equipo
	61	SU.PC.SANI.01.1 0.20.501000		F01154	ELECTRODO DESFIBRILACION TRANSCUTANEA C/CABLE-Equipo compatible:MINDRAY BENEHEART D3, D6;	Sin características técnicas adicionales	
	62	SU.PC.SANI.01.1 0.20.501000		F22786	ELECTRODO DESFIBRILACION TRANSCUTANEA C/CABLE-Equipo compatible:nihon kohden;	Sin características técnicas adicionales	
	63	SU.PC.SANI.01.1 0.21.000004		E85294	EQ. MONITORIZAR PRESIONES 1 LINEA 1 MEMBRANA / pediátrico- GC	Sin características técnicas adicionales	
	64	SU.PC.SANI.01.1 0.21.005000		E38941	EQ. MONITORIZAR PRESIONES 1 LINEA 1 TRANSDUCTOR- LONGITUD DE LA LINEA:(140.0- 160.0);	Se requiere compatibilidad con equipos marca MINDRAY, PHILIPS, DRAGER, GENERAL ELECTRIC.	
	65	SU.PC.SANI.01.1 0.21.110000		E88477	MANGUITO PRESION NO INVASIVA / adultos-LONGITUD TOTAL DEL MANGUITO:(36- 50);TUBOS:[2-2];ANCHO DE MANGUITO:(14-18);	Desechable	
	66	SU.PC.SANI.01.1 0.21.400000		F38650	SENSOR DE GASTO CARDIACO- Traductor presion incorporado:Si;Linea de presión arterial:Si;Extractor de sangre:No;	Se requiere compatibilidad con equipo marca EDWARDS	
	67	SU.PC.SANI.01.1 0.99.050000		D95308	CARTUCHO CAL SODADA-Eq. compatible:ge modelos aespires5100, aliseo, avance y aisys;	Sin características técnicas adicionales	
	68	SU.PC.SANI.01.1 0.99.100003		F36757	AGUA ESTERIL APIROGENA- VOLUMEN:(500-1000);TIPO DE TAPÓN:Torsión;	Sin características técnicas adicionales	
	69	SU.PC.SANI.01.1 0.99.100006		D78112	RESERVORIO AGUA ESTERIL PARA HUMIDIFICACION C/ conector-VOLUMEN:[500-1000];	Sin características técnicas adicionales	

FIN DE ANEXO I DEL PPT

Por otra parte señalar que en el apartado 7 del P.P.T. 7. PUESTA A DISPOSICIÓN DE USO DEL EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA LA UTILIZACIÓN DE LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS CONTENIDOS EN EL EXPEDIENTE Y MANTENIMIENTO DE LOS MISMOS. se detallan las condiciones , características, mantenimiento integral y emplazamientos de los equipos de los que se requiere su puesta a disposición de los Centros. En particular en los apartados:

7.1 Equipamientos para la utilización de los Artículos Contenidos en la Agrupación de Lotes 4 (lotes 22,23,24), BRONCOSCOPIOS DESECHABLES

7.2 Equipamientos para la utilización de los artículos contenidos en Lotes:

Lote 34- SENSOR PULSIOXIMETRIA TIPO TIRA ADHESIVA DIGITAL / neonato

Lote 35- SENSOR PULSIOXIMETRIA TIPO TIRA ADHESIVA DIGITAL / adulto

Lote 36- SENSOR PULSIOXIMETRIA TIPO TIRA ADHESIVA DIGITAL / pediátrico

Al objeto de valorar los criterios no automáticos, la Mesa de Contratación nombra a los siguientes integrantes:

Belén Muñoz Bañón	Jefe de bloque de RR.MM.- Hospital Punta Europa de Algeciras-AGSCG-O
Manuela Soriano Blanco	Coordinadora referente de RR.MM. Hospital de La Línea - AGSCG-E
Eva Escuer Poveda	Supervisora RR. MM.- AGSNC
M^a Isabel Calvo Galiana	Supervisora RR. MM. -Hospital Puerto Real
M.^a Paz Rodríguez Sánchez	Supervisora RR. MM.- Complejo Hospitalario HPMAR-HSCARLOS
Juan Manuel Caparrós García	Enfermero Adjunto a la Dirección de Cuidados de Enfermería del Distrito Bahía de Cádiz – La Janda.
M^a Carmen Santos Millán	Coordinadora Provincial RR.MM. .- Central de Compras Prov. Cádiz.

Requerida la Comisión Técnica para la valoración de los criterios no automáticos (Sobre 2) de las ofertas presentadas para el contrato referenciado, de acuerdo con los aspectos técnicos detallados en las mismas se procede a la emisión del presente **INFORME**, en función del análisis inicial de la documentación presentada por las empresas licitadoras y conforme a los criterios de adjudicación establecidos en el Anexo A al Cuadro Resumen 1, con el siguiente tenor :

NIVEL VALORACIÓN FUNCIONAL. Ponderación: de 0 a 40 puntos

En este criterio se valorará con un total de 40 puntos los siguientes parámetros técnicos funcionales, en relación a la mejora sobre los aspectos indicados para cada lote en el PPT. Cada uno de estos parámetros tendrá la siguiente ponderación:

2.1.- Facilidad de utilización:

En este parámetro se valoran las condiciones del producto que hagan sencilla su utilización y la rapidez de programación: **15 puntos.**

Escala de puntuación:

MUY ADECUADO: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas significativas respecto al parámetro objeto de valoración.

Igual o superior a 9 puntos y hasta 15 puntos.

ADECUADO: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta alguna ventaja respecto al parámetro objeto de valoración.

Igual o superior a 1 puntos e inferior a 9 puntos.

BÁSICO: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto al parámetro objeto de valoración.

0 Puntos.

2.2.- Seguridad:

En este parámetro se valorará la ausencia de riesgo asociada a los productos en todas sus dimensiones (usuarios y profesionales): **15 puntos.**

Escala de puntuación:

MUY ADECUADO: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas significativas respecto al parámetro objeto de valoración.

Igual o superior a 9 puntos y hasta 15 puntos.

ADECUADO: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta alguna ventaja respecto al parámetro objeto de valoración.

Igual o superior a 1 puntos e inferior a 9 puntos.

BÁSICO: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto al parámetro objeto de valoración.

0 Puntos.

2.3.- Envasado y Etiquetado:

En este parámetro se valorará la fácil apertura en el momento del uso. Dónde aparezca nombre del artículo, fecha de caducidad, n.º de lote y referencia: **10 puntos.**

Escala de puntuación:

MUY ADECUADO: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas significativas respecto al parámetro objeto de valoración.

Igual o superior a 6 puntos y hasta 10 puntos.

ADECUADO: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta alguna ventaja respecto al parámetro objeto de valoración.

Igual o superior a 1 puntos e inferior a 6 puntos.

BÁSICO: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto al parámetro objeto de valoración.

0 Puntos.

Umbral mínimo: 20 puntos. Si la puntuación obtenida por una oferta en los criterios de adjudicación no automáticos es inferior al umbral mínimo, dicha oferta no podrá continuar en el proceso selectivo de determinación de la oferta económicamente más ventajosa.

Si la oferta no cumple las características técnicas recogidas en el Cuadro Resumen, el PCAP o el **PPT**, **quedará excluida de la licitación.**

2. EMPRESAS LICITADORAS ADMITIDAS.

Las empresas licitadoras que reúnen los requisitos para contratar, recibidas de la Mesa de Contratación para su evaluación por la Comisión Técnica así como el número de ofertas que presentan, son las siguientes:

LICITADOR	N.º OFERTAS
AB MEDICA GROUP, S.A.	8
Alay Productos Clínicos,S.A.	4
AMEBIL, S.L.	4
BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, S.A.	3
CARDINAL HEALTH	4
DRAGER HISPANIA,S.A.U.	2
Edwards Lifesciences, S.L.	5
ENDOOK	12
FIRMA AMBU S.L.	7
FRESENIUS KABI	1
GARRIC MEDICA, S.L.	9
HERSILL,S.L.	1
HOSPITAL HISPANIA, S.L.	1
IHT MEDICAL	3
INTERSURGICAL	37
IZASA HOSPITAL SLU	9
KEYLAB MEDICAL, S.L.	6
Kluter Medical S.L.	12
Laboratorio Aldo-Unión SL	1
Linde Medica, S.L.U.	4
MARTÍN VECINO, S.L.	5
MASIMO EUROPE LIMITED	5
MBA INCORPORADO	9
Medline International Iberia S.L.U.	1
MEDTRONIC IBERICA S.A.	16
NEOCHEMICAL, S.A.	1
NIHON KOHDEN IBERICA, S.L.	1
OXIGEM	14
SANROSAN, S.A.	1
SIEBEN SOL.CLIN.SAN	8
STRYKER IBERIA	1
TECNOMEDICA ANDALUZA SCA	1
TELEFLEX MEDICAL. S.A.U.	16
VYAIR MEDICAL	11
Total Resultado	223

3. OFERTAS RECIBIDAS POR AGRUPACIONES Y LOTES

El detalle de las ofertas presentadas por agrupación y lotes por los licitadores admitidos , según el contenido de la información de los mismos, es el siguiente:

ORDEN	AGRUPACION	LOTE	LICITADOR	CIP — REF. FAB. --- DENOM COMERC
1	1	1	TELEFLEX MEDICAL. S.A.U.	100089844710 -- 175050---LMA SUPREME TAM 5
2	1	2	TELEFLEX MEDICAL. S.A.U.	100089844912 -- 175040---LMA SUPREME TAM 4
3	1	3	TELEFLEX MEDICAL. S.A.U.	100089844619 -- 175030---LMA SUPREME TAM 3
4	1	4	TELEFLEX MEDICAL. S.A.U.	100089844417 -- 175020---LMA SUPREME TAM 2
5	1	5	TELEFLEX MEDICAL. S.A.U.	100089855822 -- 175010---LMA SUPREME TAM 1
6	1	6	TELEFLEX MEDICAL. S.A.U.	100089844518 -- 175025---LMA SUPREME TAM 2.5
7	1	7	TELEFLEX MEDICAL. S.A.U.	100089844811 -- 175015---LMA SUPREME TAM 1.5
8	2	8	INTERSURGICAL	100071569421 -- 8703000---INTERSURGICAL
9	2	9	INTERSURGICAL	100071579422 -- 8704000---INTERSURGICAL
10	2	10	INTERSURGICAL	100071569522 -- 8705000---INTERSURGICAL
11	2	11	INTERSURGICAL	100014864545 -- 8202000---INTERSURGICAL
12	2	12	INTERSURGICAL	100014864444 -- 8215000---INTERSURGICAL
13	2	13	INTERSURGICAL	100014864343 -- 8201000---INTERSURGICAL
14	2	14	INTERSURGICAL	100014864646 -- 8225000---INTERSURGICAL

ORDEN	AGRUPACION	LOTE	LICITADOR	CIP — REF. FAB. --- DENOM COMERC
15	3	15	GARRIC MEDICA, S.L.	NO PRESENTA CIP -- 44.000.20.075---TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALÓN Y GUIA "DAHLHAUSEN". TAMAÑO 7.5
16	3	16	GARRIC MEDICA, S.L.	NO PRESENTA CIP -- 44.000.20.060---TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALÓN Y GUIA "DAHLHAUSEN". TAMAÑO 6.0
17	3	17	GARRIC MEDICA, S.L.	NO PRESENTA CIP -- 44.000.20.065---TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALÓN Y GUIA "DAHLHAUSEN". TAMAÑO 6.5
18	3	18	GARRIC MEDICA, S.L.	NO PRESENTA CIP -- 44.000.20.085---TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALÓN Y GUIA "DAHLHAUSEN". TAMAÑO 8.5
19	3	19	GARRIC MEDICA, S.L.	NO PRESENTA CIP -- 44.000.20.070---TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALÓN Y GUIA "DAHLHAUSEN". TAMAÑO 7.0
20	3	20	GARRIC MEDICA, S.L.	NO PRESENTA CIP -- 44.000.20.080---TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALÓN Y GUIA "DAHLHAUSEN". TAMAÑO 8.0
21	3	21	GARRIC MEDICA, S.L.	NO PRESENTA CIP -- 44.000.20.090---TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALÓN Y GUIA "DAHLHAUSEN". TAMAÑO 9.0
22	3	15	IZASA HOSPITAL SLU	100115783529 -- 623TETRCB075---TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALON / adulto-Tamaño:7.5;
23	3	16	IZASA HOSPITAL SLU	100115783923 -- 623TETRCB060---TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALON / adulto-Tamaño:6.0;
24	3	17	IZASA HOSPITAL SLU	100115784034 -- 623TETRCB065---TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALON / adulto-Tamaño:6.5;
25	3	18	IZASA HOSPITAL SLU	100115783721 -- 623TETRCB085---TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALON / adulto-Tamaño:8.5;

ORDEN	AGRUPACION	LOTE	LICITADOR	CIP — REF. FAB. --- DENOM COMERC
26	3	19	IZASA HOSPITAL SLU	100115783428 -- 623TETRCB070---TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALON / adulto-Tamaño:7.0;
27	3	20	IZASA HOSPITAL SLU	100115783620 -- 623TETRCB080---TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALON / adulto-Tamaño:8.0;
28	3	21	IZASA HOSPITAL SLU	100115783822 -- 623TETRCB090---TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALON / adulto-Tamaño:9.0;
29	3	15	Kluter Medical S.L.	100115255990 -- RIMZP-75---Tubo endotraqueal reforzado 7.5 mm.
30	3	16	Kluter Medical S.L.	100115255192 -- RIMZP-60---Tubo endotraqueal reforzado 6.0 mm.
31	3	17	Kluter Medical S.L.	100115255394 -- RIMZP-65---Tubo endotraqueal reforzado 6.5 mm.
32	3	18	Kluter Medical S.L.	100115256203 -- RIMZP-85---Tubo endotraqueal reforzado 8.5 mm.
33	3	19	Kluter Medical S.L.	100115255798 -- RIMZP-70---Tubo endotraqueal reforzado 7.0 mm.
34	3	20	Kluter Medical S.L.	100115256001 -- RIMZP-80---Tubo endotraqueal reforzado 8.0 mm.
35	3	21	Kluter Medical S.L.	100115256405 -- RIMZP-90---Tubo endotraqueal reforzado 9.0 mm.
36	3	15	MBA INCORPORADO	100089020091 -- TETR75D---EASYTUBE
37	3	16	MBA INCORPORADO	100089019888 -- TETR60D---EASYTUBE
38	3	17	MBA INCORPORADO	100089019989 -- TETR65D---EASYTUBE
39	3	18	MBA INCORPORADO	100089010898 -- TETR85D---EASYTUBE
40	3	19	MBA INCORPORADO	100089010696 -- TETR70D---EASYTUBE
41	3	20	MBA INCORPORADO	100089010797 -- TETR80D---EASYTUBE
42	3	21	MBA INCORPORADO	100089010090 -- TETR90D---EASYTUBE

ORDEN	AGRUPACION	LOTE	LICITADOR	CIP — REF. FAB. --- DENOM COMERC
43	3	15	MEDTRONIC IBERICA S.A.	100002062230 -- 118-75---TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALON / adulto /SHILEY
44	3	16	MEDTRONIC IBERICA S.A.	100000572885 -- 118-60---TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALON / adulto /SHILEY
45	3	17	MEDTRONIC IBERICA S.A.	100000573491 -- 118-65---TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALON / adulto /SHILEY
46	3	18	MEDTRONIC IBERICA S.A.	100000575714 -- 118-85---TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALON / adulto /SHILEY
47	3	19	MEDTRONIC IBERICA S.A.	100000574007 -- 118-70---TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALON / adulto /SHILEY
48	3	20	MEDTRONIC IBERICA S.A.	100000575118 -- 118-80---TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALON / adulto /SHILEY
49	3	21	MEDTRONIC IBERICA S.A.	100019854640 -- 118-90M---TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALON / adulto /SHILEY
50	3	15	OXIGEM	100090549842 -- 514130---OXIGEM
51	3	16	OXIGEM	100090549943 -- 514124---OXIGEM
52	3	17	OXIGEM	100090550055 -- 514126---OXIGEM
53	3	18	OXIGEM	100090539740 -- 514134---OXIGEM
54	3	19	OXIGEM	100090539942 -- 514128---OXIGEM
55	3	20	OXIGEM	100090539841 -- 514132---OXIGEM
56	3	21	OXIGEM	100093342855 -- 514136---OXIGEM 100123983557 -- TRCB-7,5---TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALON / adulto-Tamaño:7.5;
57	3	15	SIEBEN SOL.CLIN.SAN	

ORDEN	AGRUPACION	LOTE	LICITADOR	CIP — REF. FAB. --- DENOM COMERC
58	3	16	SIEBEN SOL.CLIN.SAN	100124153777 -- TRCB-6---TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALON / adulto-Tamaño:6.0;
59	3	17	SIEBEN SOL.CLIN.SAN	100124153979 -- TRCB-6,5---TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALON / adulto-Tamaño:6.5;
60	3	18	SIEBEN SOL.CLIN.SAN	100123983658 -- TRCB-8,5---TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALON / adulto-Tamaño:8.5;
61	3	19	SIEBEN SOL.CLIN.SAN	100124154080 -- TRCB-7---TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALON / adulto-Tamaño:7.0;
62	3	20	SIEBEN SOL.CLIN.SAN	100123972445 -- TRCB-8---TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALON / adulto-Tamaño:8.0;
63	3	21	SIEBEN SOL.CLIN.SAN	100124153979 -- TRCB-9---TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALON / adulto-Tamaño:9.0;
64	3	15	TELEFLEX MEDICAL. S.A.U.	100097412462 -- 104204-000075---
65	3	16	TELEFLEX MEDICAL. S.A.U.	100097411351 -- 104204-000060---
66	3	17	TELEFLEX MEDICAL. S.A.U.	100097421352 -- 104204-000065---
67	3	18	TELEFLEX MEDICAL. S.A.U.	100097421958 -- 104204-000085---
68	3	19	TELEFLEX MEDICAL. S.A.U.	100097421554 -- 104204-000070---
69	3	20	TELEFLEX MEDICAL. S.A.U.	100097412664 -- 104204-000080---
70	3	21	TELEFLEX MEDICAL. S.A.U.	100097412765 -- 104204-000090---
71	4	22	BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, S.A.	100145741333 -- M00542711---EXALT B
72	4	23	BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, S.A.	100145741232 -- M00542731---EXALT B
73	4	24	BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, S.A.	100145741434 -- M00542751---EXALT B



ORDEN	AGRUPACION	LOTE	LICITADOR	CIP — REF. FAB. --- DENOM COMERC
74	4	22	FIRMA AMBU S.L.	100119696948 -- 476001000---Broncoscopio flexible estéril aScope4 Fino (Slim)
75	4	23	FIRMA AMBU S.L.	100119697059 -- 477001000---Broncoscopio flexible estéril aScope4 Mediano (Regular)
76	4	24	FIRMA AMBU S.L.	100119696847 -- 478001000---Broncoscopio flexible estéril aScope4 Grueso (Large)
77	4	22	IHT MEDICAL	100153585769 -- 0300020 (BCV1-C2) VATHIN---Video broncoscopio flexible estéril de un solo uso Vathin SLIM 3,2 / 1,2 mm flexión distal 2100 / 2100 , long. 600 mm



ORDEN	AGRUPACION	LOTE	LICITADOR	CIP — REF. FAB. --- DENOM COMERC
78	4	23	IHT MEDICAL	100153585961 -- 0300030 (BCV1-M2)---Familia de video endoscopios flexibles de un solo uso Vathin esterilizados por óxido de etileno. Libres de látex y ftalatos. Todos los modelos incorporan un sistema de visión óptico mediante microcámara instalada en la punta del broncoscopio (con campo de visión de 110° y profundidad de campo 3-100 mm), y fuente de iluminación LED. La parte insertada en el paciente dispone de una zona articulada distal capaz de flexionar 210° arriba y 210° abajo, con función de flexión pasiva para minimizar traumas en la pared bronquial. Adicionalmente, el broncoscopios desechable ofertado cuenta con un exclusivo sistema de anillo de rotación axial 90° dcha./izqda. del tubo de inserción, que ayuda al facultativo en pacientes y escenarios complejos. El modelo ofertado en el lote 23 se define como video endoscopio fino terapéutico, siendo los grosores medios de sus tubos de inserción de 4,9, mm , y disponiendo de canal de trabajo de 2,2 , mm, para instilación de líquidos, aspiración de secreciones/mucosidad/restos hemáticos, y trabajo con dispositivos de endo terapia mediante el paso por el canal de trabajo. Todos los modelos disponen igualmente botón de toma de fotos, de conector de aspiración y de botón de aspiración, con puerto de canal de trabajo (con válvula de biopsia con tapa como en los broncoscopios reutilizables) que permite inserción de jeringas, instilación de líquidos e introducción de accesorios endoscópicos compatibles con el diámetro del canal; puerto de canal de trabajo que se encuentra en la parte inferior de los broncoscopios, ahorrando aprox. 12 cm de distancia para el paso distal de los accesorios endoscópicos. Producto estéril y en envase unitario. Unidad Embalaje: 2 .- Uds. Ver ficha técnica y catálogo adjunto.

ORDEN	AGRUPACION	LOTE	LICITADOR	CIP — REF. FAB. --- DENOM COMERC
79	4	24	IHT MEDICAL	100153595760 -- 0300040 (BCV1-S2)---Familia de video endoscopios flexibles de un solo uso Vathin esterilizados por óxido de etileno. Libres de látex y ftalatos. Todos los modelos incorporan un sistema de visión óptico mediante microcámara instalada en la punta del broncoscopio (con campo de visión de 110° y profundidad de campo 3-100 mm), y fuente de iluminación LED. La parte insertada en el paciente dispone de una zona articulada distal capaz de flexionar 210° arriba y 210° abajo, con función de flexión pasiva para minimizar traumas en la pared bronquial. Adicionalmente, el broncoscopios desechable ofertado cuenta con un exclusivo sistema de anillo de rotación axial 90° dcha./izqda. del tubo de inserción, que ayuda al facultativo en pacientes y escenarios complejos. El modelo ofertado en el lote 24 se define como video endoscopio fino terapéutico, siendo los grosores medios de sus tubos de inserción de 5,8, mm , y disponiendo de canal de trabajo de 2,8 , mm, para instilación de líquidos, aspiración de secreciones/mucosidad/restos hemáticos, y trabajo con dispositivos de endo terapia mediante el paso por el canal de trabajo. Todos los modelos disponen igualmente botón de toma de fotos, de conector de aspiración y de botón de aspiración, con puerto de canal de trabajo (con válvula de biopsia con tapa como en los broncoscopios reutilizables) que permite inserción de jeringas, instilación de líquidos e introducción de accesorios endoscópicos compatibles con el diámetro del canal; puerto de canal de trabajo que se encuentra en la parte inferior de los broncoscopios, ahorrando aprox. 12 cm de distancia para el paso distal de los accesorios endoscópicos. Producto estéril y en envase unitario. Unidad Embalaje: 2 .- Uds. Ver ficha técnica y catálogo adjunto.
80	5	25	INTERSURGICAL	100101331651 -- 2269000---INTERSURGICAL
81	5	25	INTERSURGICAL	100101331055 -- 2262000---INTERSURGICAL

ORDEN	AGRUPACION	LOTE	LICITADOR	CIP — REF. FAB. --- DENOM COMERC
82	5	26	INTERSURGICAL	100101331550 -- 2264000---INTERSURGICAL
83	5	26	INTERSURGICAL	100101304385 -- 2261000---INTERSURGICAL
84	6	27	ENDOOK	100151275736 -- RT077A---ENDOOK
85	6	28	ENDOOK	100151125721 -- RT077B---ENDOOK
86	6	29	ENDOOK	100156045819 -- RT077C---ENDOOK
87	6	27	INTERSURGICAL	100147368367 -- 2290020---INTERSURGICAL
88	6	28	INTERSURGICAL	100147372005 -- 2290030---INTERSURGICAL
89	6	29	INTERSURGICAL	100147372207 -- 2290040---INTERSURGICAL
90	6	27	Linde Medica, S.L.U.	100020412798 -- 313-9001---Mascarilla facial para CPAP y BIPAP con válvula / adulto - Tamaño: pequeña
91	6	28	Linde Medica, S.L.U.	100020412697 -- 313-9002---Mascarilla facial para CPAP y BIPAP con válvula / adulto - Tamaño: mediana
92	6	29	Linde Medica, S.L.U.	100020413506 -- 313-9003 ---Mascarilla facial para CPAP y BIPAP con válvula / adulto - Tamaño: grande
93	6	27	VYAIRE MEDICAL	100117950215 -- NIV040S---MASCARILLAS DE VENTILACIÓN NO INVASIVA
94	6	28	VYAIRE MEDICAL	100128502504 -- NIV040M---MASCARILLAS DE VENTILACIÓN NO INVASIVA
95	6	29	VYAIRE MEDICAL	100128502403 -- NIV040L---MASCARILLAS DE VENTILACIÓN NO INVASIVA
96	7	30	Edwards Lifesciences, S.L.	100088833900 -- CSCL--- Edwards-Clearsight, Dispositivo monitorización hemodinamica no invasiva-tamaño grande
97	7	31	Edwards Lifesciences, S.L.	100088834011 -- CSCM--- Edwards-Clearsight, Dispositivo monitorización hemodinamica no invasiva-tamaño mediano

ORDEN	AGRUPACION	LOTE	LICITADOR	CIP — REF. FAB. --- DENOM COMERC
98	7	32	Edwards Lifesciences, S.L.	100088833809 -- CSCS--- Edwards-Clearsight, Dispositivo monitorización hemodinamica no invasiva-tamaño pequeño
99		33	FIRMA AMBU S.L.	100013519761 -- 325002000---Resucitador Ambu SPUR II Adulto, desechable
100		33	INTERSURGICAL	100000551479 -- 7152000---INTERSURGICAL
101		33	SIEBEN SOL.CLIN.SAN	100122584324 -- MW-124---RESUCITADOR MANUAL DESECHABLE / adultos
102		33	VYAIR MEDICAL	100138503726 -- 2K8004---BOLSAS DE REANIMACIÓN AUTOINFLABLES PARA ADULTOS
103		34	MASIMO EUROPE LIMITED	100107462973 -- 4003---SENSOR ADHESIVO DESECHABLE SATURACION (SpO2) NEONATAL
104		34	MEDTRONIC IBERICA S.A.	100000614819 -- MAX-N-I---SENSOR PULSIOXIMETRIA TIPO TIRA ADHESIVA DIGITAL / neonato / NELLCOR
105		35	MASIMO EUROPE LIMITED	100107462771 -- 4000---SENSOR ADHESIVO DESECHABLE SATURACION (SpO2) ADULTO (RD SET Adt)
106		35	MEDTRONIC IBERICA S.A.	100000615526 -- MAXAI--- SENSOR PULSIOXIMETRIA TIPO TIRA ADHESIVA DIGITAL / adulto / NELLCOR
107		36	MASIMO EUROPE LIMITED	100107462670 -- 4001---SENSOR ADHESIVO DESECHABLE SATURACION (SpO2) PEDIÁTRICO (RD SET Pdt)
108		36	MEDTRONIC IBERICA S.A.	100000615223 -- MAX-P-I--- SENSOR PULSIOXIMETRIA TIPO TIRA ADHESIVA DIGITAL / pediátrico / NELLCOR
109		37	INTERSURGICAL	100127441284 -- 1137015---INTERSURGICAL
110		37	IZASA HOSPITAL SLU	100101152441 -- 623MMVACT---MASCARILLA OXIGENO CONCENTRACION VARIABLE / adultos-FiO2 max.: [50-50];
111		37	Linde Medica, S.L.U.	100013428540 -- 152576 ---Mascarilla oxigeno concentracion variable / adultos
112		37	MARTÍN VECINO, S.L.	100140496656 -- MV108---MASCARILLA OXIGENO VENTURI XL ADULTO

ORDEN	AGRUPACION	LOTE	LICITADOR	CIP — REF. FAB. --- DENOM COMERC
113		37	OXIGEM	100008262054 -- 41210XL---OXIGEM
114		38	INTERSURGICAL	100150537387 -- MD38230---BESMED
115		38	KEYLAB MEDICAL, S.L.	100097212442 -- HS2003-050---Cámara de inhalación Prochamber
117		38	Laboratorio Aldo-Unión SL	100147565852 -- 459735.6---Cámara Universal Chamber
118		38	OXIGEM	100140485544 -- 8020101---FISIOCHAMBER TRYGON
119		39	INTERSURGICAL	100150353824 -- MD38220---BESMED
120		39	INTERSURGICAL	100157258366 -- MD38340---BESMED
122		39	KEYLAB MEDICAL, S.L.	100097184651 -- 1117488---Cámara de inhalación Prochamber con mascarilla adulto
123		39	OXIGEM	100140485645 -- 8020401---FISIOCHAMBER TRYGON
124		40	INTERSURGICAL	100150369481 -- MD38210---BESMED
125		40	INTERSURGICAL	100157258760 -- MD38350---BESMED
126		40	KEYLAB MEDICAL, S.L.	100097122736 -- 1117490---Cámara de inhalación Prochamber con mascarilla infantil
127		40	KEYLAB MEDICAL, S.L.	100097122736 -- 1117490---Cámara de inhalación Prochamber con mascarilla infantil
128		40	Kluter Medical S.L.	100157175823 -- 33673---Cámara inhalación pediátrica
129		40	OXIGEM	100157616887 -- 8020201---FISIOCHAMBER TRYGON
		41	SIN OFERTAS PRESENTADAS	
130		42	AMEBIL, S.L.	100157516079 -- 032-10-171---Sonda nasal oxígeno silicona tipo gafa
131		42	DRAGER HISPANIA,S.A.U.	100131383808 -- MP05512---GAFAS ALTO FLUJO TAMAÑO M

ORDEN	AGRUPACION	LOTE	LICITADOR	CIP — REF. FAB. --- DENOM COMERC
132		42	ENDOOK	100100351854 -- OPT942---ENDOOK
133		42	ENDOOK	100100361653 -- OPT944---ENDOOK
134		42	ENDOOK	100100361754 -- OPT946---ENDOOK
135		42	INTERSURGICAL	100143527177 -- 7300000---INTERSURGICAL
136		42	INTERSURGICAL	100143527278 -- 7301000---INTERSURGICAL
137		42	INTERSURGICAL	100143527379 -- 7302000---INTERSURGICAL
138		42	MBA INCORPORADO	100140376543 -- 303030029---HIFENT
139		42	VYAIR MEDICAL	100157246941 -- 1493X---CÁNULA NASAL ALTO FLUJO
140		43	AMEBIL, S.L.	100157517180 -- 032-10-022---Sonda nasal oxígeno tipo gafa adulto
141		43	GARRIC MEDICA, S.L.	100106662790 -- 7682002---GAFA DE OXÍGENO ADULTO "UNIDIX"
142		43	INTERSURGICAL	100129952944 -- 1161008---INTERSURGICAL
143		43	IZASA HOSPITAL SLU	100101064755 -- 623GO2NAT2M---SONDA NASAL OXIGENO TIPO GAFA / adultos- Conexión distal:luer;Longitud de la alargadera:[0-300];
144		43	MARTÍN VECINO, S.L.	100157588298 -- MV001---CANULA NASAL ADULTO
145		43	OXIGEM	100008263367 -- 62150M---OXIGEM
146		44	NEOCHEMICAL, S.A.	100151637297 -- NEOSTEX RESPIRE NR7HA30X5---NEOSTEX RESPIRE 7% + HA
147		45	INTERSURGICAL	100000793514 -- 2151000---INTERSURGICAL
148		45	MEDTRONIC IBERICA S.A.	100000595817 -- 300/13315---CIRCUITO RESPIRADOR ESTANDAR C/ CONEXION PRESION-CAPNOGRAFÍA / adultos / DAR

ORDEN	AGRUPACION	LOTE	LICITADOR	CIP — REF. FAB. --- DENOM COMERC
149		45	VYAIRE MEDICAL	100130744055 -- M1019504---CIRCUITO PARA VENTILACIÓN DE PACIENTE ADULTO
150		46	INTERSURGICAL	100000594201 -- 2152000---INTERSURGICAL
151		46	MEDTRONIC IBERICA S.A.	100006363678 -- 300/13330--- CIRCUITO RESPIRADOR ESTANDARD C/ BOLSA / DAR
152		47	ENDOOK	100092912215 -- RT380---ENDOOK
153		47	INTERSURGICAL	100151395748 -- 2066310---INTERSURGICAL
154		47	MARTÍN VECINO, S.L.	100157596673 -- AMVC1775/128---CIRCUITO VENTILACIÓN CALEFACTADO AQUAVENT®
155		48	DRAGER HISPANIA,S.A.U.	100019139729 -- 5703041---SISTEMA PACIENTE OXYLOG
156		48	INTERSURGICAL	100079010181 -- 2072000---INTERSURGICAL
157		48	MARTÍN VECINO, S.L.	100133823157 -- AMVC1871/141---CIRCUITO 1,6M PARA VENTILADORES OXILOG®
158		49	HERSILL,S.L.	100138844467 -- 4200892---Circuito paciente adulto desechable para Vitae 40
159		50	INTERSURGICAL	100000602191 -- 1541011---INTERSURGICAL
160		50	MEDTRONIC IBERICA S.A.	100006360941 -- 352/5855---FILTRO BACTERIAS-VIRUS CON HUMIDIFICADOR Y TUBO COARRUGADO RECTO /DAR
161		50	TELEFLEX MEDICAL. S.A.U.	100008831405 -- 19612---
162		50	VYAIRE MEDICAL	100008253962 -- 557085500---HMEF 1000/S CON TUBO CON MEMORIA MEMOFLEX
163		51	AMEBIL, S.L.	100154224623 -- 038-41-359---Filtro bacterias-virus con humidificador
164		51	INTERSURGICAL	100000601484 -- 1541015---INTERSURGICAL
165		51	MEDTRONIC IBERICA S.A.	100004684214 -- 352/5893---FILTRO BACTERIAS-VIRUS CON HUMIDIFICADOR Y TUBO COARRUGADO GIRATORIO / DAR

ORDEN	AGRUPACION	LOTE	LICITADOR	CIP — REF. FAB. --- DENOM COMERC
166		51	TELEFLEX MEDICAL. S.A.U.	100008830192 -- 19061---
167		51	VYAIR MEDICAL	100008779772 -- M1087562---FILTRO HUMIDIFICADOR HMEF 750/S
168		52	INTERSURGICAL	100143736986 -- 1144002-0---INTERSURGICAL
169		52	MASIMO EUROPE LIMITED	100157449597 -- 3811---TUBO DE MUESTREO NOMOLINE ADULTO NASAL/ORAL CON O2 Y CONECTOR LUER
170		52	MBA INCORPORADO	100112652604 -- 4707---SALTER
171		52	MEDTRONIC IBERICA S.A.	100154156535 -- MLANO---CAPNOGRAFIA: SONDA NASAL / MICROSTREAM
172		52	OXIGEM	100157616089 -- 62850L---BESMED
173		52	VYAIR MEDICAL	100008253760 -- 878034---LINEA DE MUESTREO DE GAS
174		53	AMEBIL, S.L.	100154224926 -- 032-10-125---Capnografía y sonda nasal / adulto
175		53	MASIMO EUROPE LIMITED	100157450003 -- 4459---NomoLine-O LH Cánula Adulto Nasal/Oral CO2 con aporte de oxígeno, 2m
176		53	MEDTRONIC IBERICA S.A.	100151556370 -- MVABO---CAPNOGRAFIA Y : SONDA NASAL / adulto / MICROSTREAM
177		53	OXIGEM	100157616483 -- 62810L---OXIGEM
178		53	VYAIR MEDICAL	100023137814 -- 2013066-001---GAFAS NASALES CAPNOFLEX PARA MONITORIZACIÓN DE CO2 END TIDAL
179		54	INTERSURGICAL	100074449614 -- 2740003---INTERSURGICAL
180		55	AB MEDICA GROUP, S.A.	100154655878 -- 9984007---MEDBAR
181		55	HOSPITAL HISPANIA, S.L.	100011387928 -- 1121/100---Filtro de bacterias/virus Neumofilt
182		55	INTERSURGICAL	100098423070 -- 1691050---INTERSURGICAL

ORDEN	AGRUPACION	LOTE	LICITADOR	CIP — REF. FAB. --- DENOM COMERC
183		55	MARTÍN VECINO, S.L.	100133825076 -- 2800/21---FILTRO ESPIROMETRIA SPIROGUARD CON BOQUILLA
184		55	SANROSAN, S.A.	100127513211 -- 30886---FILTRO ANTIBA/ANTIV. OVAL PARA JAEGER (CAJA 100 UNDS.)
185		56	AB MEDICA GROUP, S.A.	100130113385 -- 9983026---LESSA
186		56	Alay Productos Clínicos,S.A.	100131423519 -- FSRG1---SKINTACT Electrodo monitorización corta adulto
187		56	CARDINAL HEALTH	100000775734 -- 31050522---200 MEDI-TRACE 100/PK 1000/CA
188		56	FIRMA AMBU S.L.	100023143774 -- WS-00-S/50---Ambu® WhiteSensor WS Electrodo desechable para ECG
189		56	GARRIC MEDICA, S.L.	100143867404 -- SF10---ELECTRODO ECG CORCHETE ADULTO "UNIDIX"
190		56	INTERSURGICAL	100030189442 -- TT716---BIO-PROTECH
191		57	AB MEDICA GROUP, S.A.	100153865898 -- 9983217---LESSA
192		57	CARDINAL HEALTH	100006362860 -- 31.1914.21---31.1914.21 H914SG ECG ELDIAGF 448X34MMX30
193		57	FIRMA AMBU S.L.	100000807565 -- SU-00-A/60--- Ambu®BlueSensor SU Electrodo desechable para ECG
194		58	AB MEDICA GROUP, S.A.	100120252975 -- 9983240---LESSA
195		58	Alay Productos Clínicos,S.A.	100120402899 -- RT-38---SKINTACT Electrodo ECG Adulto con lengüeta SKINTACT Electrodo
196		58	CARDINAL HEALTH	100000779471 -- 31433538---Q-TRACE 5400 DIAGNOSTIC TAB ELECTRODE
197		58	FIRMA AMBU S.L.	100007560962 -- 0315M---Ambu® WhiteSensor 0315M Electrodo desechable para ECG
198		58	INTERSURGICAL	100069292412 -- TPT2334---BIO-PROTECH

ORDEN	AGRUPACION	LOTE	LICITADOR	CIP — REF. FAB. --- DENOM COMERC
199		59	AB MEDICA GROUP, S.A.	100007558941 -- 9983500---LESSA
200		59	Alay Productos Clínicos,S.A.	100147166620 -- DF27N---Desfibr. Phillips Hearstart
201		59	ENDOOK	100156055719 -- F 7950---ENDOOK
202		59	Kluter Medical S.L.	100118922930 -- F7950---Electrodo desfibrilación desechable
203		60	AB MEDICA GROUP, S.A.	100007558547 -- 9983504---LESSA
204		60	Alay Productos Clínicos,S.A.	100157276348 -- DF20N---SKINTACT Electrodo Desfibr. Phillips Hearstart
205		60	CARDINAL HEALTH	100008841406 -- 22550R---CADENCE PHYSIO QC ADULT RTS
206		60	ENDOOK	100090059590 -- F7952.---ENDOOK
207		60	Kluter Medical S.L.	100119333487 -- F7952---Electrodo desfibrilación desechable
208		60	STRYKER IBERIA	100019858680 -- 11996-000091---ELECTRODE-EDGE,ADULT,QC STD,INTL
209		61	AB MEDICA GROUP, S.A.	100007558547 -- 9983504---LESSA
210		61	ENDOOK	100157445759 -- F7952C---ENDOOK
211		61	Kluter Medical S.L.	100119342872 -- F7752---Electrodo desfibrilación desechable
212		62	AB MEDICA GROUP, S.A.	100007557931 -- 9983510---LESSA
213		62	ENDOOK	100157446365 -- F7955C---ENDOOK
214		62	Kluter Medical S.L.	100119333184 -- F7755---Electrodo desfibrilación desechable
215		62	NIHON KOHDEN IBERICA, S.L.	100116023150 -- P-740K---ELECTRODO DESFIBRILACION TRANSCUTANEA C/CABLE
		63	SIN OFERTAS PRESENTADAS	

ORDEN	AGRUPACION	LOTE	LICITADOR	CIP — REF. FAB. --- DENOM COMERC
216		64	Edwards Lifesciences, S.L.	100134313804 -- PX260---Edwards-Truwave Equipo monitorización de presiones Truwave
217		65	ENDOOK	100090939487 -- ECOCUFF-11---ENDOOK
218		66	Edwards Lifesciences, S.L.	100031176513 -- MHD8R5 --- Edwards-Flotrac, Sensor de gasto cardiaco
219		67	INTERSURGICAL	100024380860 -- 2198000---INTERSURGICAL
220		67	TECNOMEDICA ANDALUZA SCA	100157586379 -- 2105489/003---Absorbente de CO2 AMSORB PLUSR G-CANR
221		67	VYAIR MEDICAL	100008773015 -- 8003138---CANISTER DESECHABLE MULTIABSORVER
222		68	FRESENIUS KABI	100131442905 -- Ref. 102167---Agua para irrigación 1000ml (Labesfal)
223		69	Medline International Iberia S.L.U.	100010919900 -- 400640---Medline

Analizadas las ofertas anteriores se comprueba que NO se presentan ofertas a los lotes siguientes:

LOTES SIN OFERTAS PRESENTADAS: 41, 63

4. ANÁLISIS INICIAL DE LA DOCUMENTACIÓN, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES EXIGIDAS EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.

3.1.- Análisis de fichas técnicas ofertadas en relación al cumplimiento de las características técnicas exigidas en el PPT.

El PPT establece que dado que los productos objeto de licitación corresponden a Códigos del Catálogo de Bienes y Servicios del Servicio Andaluz de Salud para cuya adquisición se ha declarado la obligatoriedad de uso del "Código de Identificación del Producto" (CIP), para poder participar en el presente procedimiento es imprescindible disponer de éste, con anterioridad a la fecha de finalización del plazo de presentación de ofertas.

El CIP identifica de manera unívoca al producto con el Código del Catálogo del S.A.S. y el Genérico de Centro al que ha quedado adscrito, y que emite el Banco de Bienes y Servicios del Servicio Andaluz de Salud de forma automática, y sin previa evaluación, una vez que la empresa ha completado el procedimiento de inscripción previsto en la Resolución de 3 de noviembre de 2010 (BOJA nº 2 de 4 de enero).

Para la identificación de los productos ofertados, la presentación de ofertas, de los productos se identificarán por su denominación, referencia comercial, Código CIP, Genérico de Centro correspondiente.

Se comprueba que las siguientes ofertas presentadas **carecen de CIP**:

AGRUPACIÓN	LOTE	LICITADOR	REFERENCIA FABRICANTE	DENOMINACIÓN COMERCIAL
3	15	GARRIC MEDICA, S.L.	44.000.20.075	TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALÓN Y GUIA "DAHLHAUSEN". TAMAÑO 7.5
3	16	GARRIC MEDICA, S.L.	44.000.20.060	TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALÓN Y GUIA "DAHLHAUSEN". TAMAÑO 6.0
3	17	GARRIC MEDICA, S.L.	44.000.20.065	TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALÓN Y GUIA "DAHLHAUSEN". TAMAÑO 6.5
3	18	GARRIC MEDICA, S.L.	44.000.20.085	TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALÓN Y GUIA "DAHLHAUSEN". TAMAÑO 8.5
3	19	GARRIC MEDICA, S.L.	44.000.20.070	TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALÓN Y GUIA "DAHLHAUSEN". TAMAÑO 7.0
3	20	GARRIC MEDICA, S.L.	44.000.20.080	TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALÓN Y GUIA "DAHLHAUSEN".

AGRUPACIÓN	LOTE	LICITADOR	REFERENCIA FABRICANTE	DENOMINACIÓN COMERCIAL
3	21	GARRIC MEDICA, S.L.	44.000.20.090	TAMAÑO 8.0 TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALÓN Y GUIA "DAHLHAUSEN". TAMAÑO 9.0

En consecuencia con lo anterior dichas ofertas NO serán valoradas por la Comisión Técnica.

En el punto 7.1.3. del P.C.A.P. se establece en su párrafo segundo que “en caso de tratarse de productos para cuya adquisición se haya declarado el uso obligatorio del CIP, el órgano encargado de la valoración o unidad técnica procederá a comprobar la correcta asociación del producto al genérico de centro objeto de la licitación en el Catálogo de Bienes y Servicios. Del mismo modo se verificará que la ficha técnica y logística del proveedor cumple con los requisitos establecidos para los productos objeto de la licitación. En caso de que no corresponda, el citado órgano. Indicará a la persona licitadora los códigos correctos a los cuales debe asociar los productos previamente a la licitación. “

Se comprueba que las siguientes ofertas poseen un GC, según su CIP correspondiente, distinto al GC del lote al que se presentan.

AGRUPACION	LOTE	LICITADOR	REFERENCIA FABRICANTE	DENOMINACION COMERCIAL	CIP SIN FORMATO PROV	GC LOTE LICITADO	GC CIP CATALOGO
3	21	SIEBEN SOL.CLIN.SAN	TRCB-9	TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALON / adulto- Tamaño:9.0;	100124153979	C24506	C24216
6	27	INTERSURGICAL	2290020	INTERSURGICAL	100147368367	B40745	F94521
6	28	INTERSURGICAL	2290030	INTERSURGICAL	100147372005	B40746	F94465

AGRUPACION	LOTE	LICITADOR	REFERENCIA FABRICANTE	DENOMINACION COMERCIAL	CIP SIN FORMATO PROV	GC LOTE LICITADO	GC CIP CATALOGO
6	29	INTERSURGICAL	2290040	INTERSURGICAL	100147372207	B40747	F94466
	42	DRAGER HISPANIA,S.A.U.	MP05512	GAFAS ALTO FLUJO TAMAÑO M	100131383808	D70611	SIN GC ASOCIADO
	48	MARTÍN VECINO, S.L.	AMVC1871/141	CIRCUITO 1,6M PARA VENTILADORES OXILOG®	100133823157	E74280	SIN GC ASOCIADO
	51	AMEBIL, S.L.	038-41-359	Filtro bacterias-virus con humidificador	100154224623	C24545	C25424
	53	AMEBIL, S.L.	032-10-125	Capnografía y sonda nasal / adulto	100154224926	C47607	B73801
	53	VYAIR MEDICAL	2013066-001	GAFAS NASALES CAPNOFLEX PARA MONITORIZACIÓN DE CO2 END TIDAL	100023137814	C47607	SIN GC ASOCIADO
	59	AB MEDICA GROUP, S.A.	9983500	LESSA	100007558941	D45472	D56086
	61	AB MEDICA GROUP, S.A.	9983504	LESSA	100007558547	F01154	D56083
	62	AB MEDICA GROUP, S.A.	9983510	LESSA	100007557931	F22786	D98937

Por otra parte, en el punto 6 del PPT relativo a Muestras se indica que: “Los licitadores presentarán, dos muestras de los productos ofertados...”

La Mesa de Contratación informa a la Comisión Técnica de las siguientes incidencias al respecto:
El licitador CAHNOS y el licitador IBERIAN CARE presentan sus muestras fuera del plazo dado para ello, y en consecuencia no se remiten sus ofertas para su valoración por la Comisión Técnica.

Igualmente informa de la renuncia del licitador TECNOMEDICA ANDALUZA SCA a la presentación realizada de ofertas a los lotes 34 y 35, quedando por tanto excluida de la valoración de los mismos.

Por último la Mesa de Contratación informa de la inadmisión de las ofertas realizadas por el licitador DRAGER HISPANIA S.A.U. a la agrupación 6 dado que no oferta al lote 27 de la misma y en consecuencia no se remiten éstas ofertas para su valoración por la Comisión Técnica.

5. VALORACIÓN DE LAS OFERTAS DE LAS LICITADORAS RECIBIDAS POR LA COMISION TECNICA, CONFORME A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN NO AUTOMÁTICOS.

Las ofertas son posteriormente examinadas por la Comisión comprobándose la presentación y características de las muestras, conforme se exige en el apartado 6 del PPT, la documentación técnica aportada por los licitadores y el cumplimiento de las prescripciones técnicas contempladas en el PPT y adicionales del ANEXO I del PPT.

En las Agrupaciones de lotes, se comprueba que el licitador ha de presentar muestras y ofertas que cumplan las prescripciones técnicas y características técnicas en todos los lotes que la componen. En el caso de que se evalúe que el licitador no cuenta con muestra u oferta que cumpla en un lote de la agrupación, el resto de ofertas presentadas a los otros lotes de la agrupación no son evaluadas pues se requiere el cumplimiento de prescripciones y características técnicas en todos los lotes de la agrupación.

Respecto de dicha valoración resaltar que, tras analizar las muestras presentadas y la documentación técnica, no se valoran los criterios de adjudicación de aquellas ofertas que:

- En los casos de agrupaciones de lotes, si se detecta un lote sin oferta válida de un licitador no se valoran los criterios de adjudicación del resto de ofertas pendientes presentadas por el licitador a los demás lotes de la agrupación.
- No cumplen las Prescripciones Técnicas y Prescripciones Técnicas Adicionales recogidas en el Anexo I del PPT..
- No presentan muestras de producto, como se exige en el punto 6 del PPT..

La evaluación funcional de los criterios de adjudicación no automáticos es realizada por Agrupaciones y lotes de las ofertas y se muestra en las páginas siguientes



EVALUACION FUNCIONAL DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION NO AUTOMATICOS

AGRUPACION	LOTE	CLASIFICACIÓN / LICITADOR	DESCRIPCIÓN / CIP — REF. FAB. --- DENOM COMERC	Ptos.Facilidad de Utilización	Ptos.Seguridad	Ptos.Etiquetado y envasado	Total Puntos			
1	1	SU.PC.SANL.01.10.04.200007 --- C55314	MASCARILLA LARÍNGEA DOBLE VÍA DESECHABLE-Tamaño:adulto;Talla:[5-5];							
1	2	SU.PC.SANL.01.10.04.200007 --- C55316	MASCARILLA LARÍNGEA DOBLE VÍA DESECHABLE-Tamaño:adulto;Talla:[4-4];							
1	3	SU.PC.SANL.01.10.04.200007 --- C55317	MASCARILLA LARÍNGEA DOBLE VÍA DESECHABLE-Tamaño:niño;Talla:[3-3];							
1	4	SU.PC.SANL.01.10.04.200007 --- D60398	MASCARILLA LARÍNGEA DOBLE VÍA DESECHABLE-Tamaño:niño;Talla:[2-2];							
1	5	SU.PC.SANL.01.10.04.200007 --- E03317	MASCARILLA LARÍNGEA DOBLE VÍA DESECHABLE-Tamaño:neonato;Talla:[1-1];							
1	6	SU.PC.SANL.01.10.04.200007 --- E47104	MASCARILLA LARÍNGEA DOBLE VÍA DESECHABLE-Tamaño:niño;Talla:[2.5-2.5];							
1	7	SU.PC.SANL.01.10.04.200007 --- E47164	MASCARILLA LARÍNGEA DOBLE VÍA DESECHABLE-Tamaño:niño;Talla:[1.5-1.5];							
1	1	TELEFLEX MEDICAL. S.A.U.	100089844710 -- 175050---LMA SUPREME TAM 5	8	ADECUADO: La referencia presentada facilita la práctica clínica en cuanto a los procedimientos estandarizados.	15	MUY ADECUADO: la referencia presentada posee un doble sellado reduce el riesgo de insuflación durante la ventilación y reduce el riesgo de regurgitación de contenido gástrico	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura para preservar la esterilidad en el momento de su uso.	28

AGRUPACION	LOTE	CLASIFICACIÓN / LICITADOR	DESCRIPCIÓN / CIP — REF. FAB. --- DENOM COMERC	Ptos.Facilidad de Utilización	Ptos.Seguridad	Ptos.Etiquetado y envasado	Total Puntos
1	2	TELEFLEX MEDICAL. S.A.U.	100089844912 -- 175040---LMA SUPREME TAM 4	8	ADECUADO: La referencia presentada facilita la práctica clínica en cuanto a los procedimientos estandarizados.	MUY ADECUADO: la referencia presentada posee un doble sellado reduce el riesgo de insuflación durante la ventilación y reduce el riesgo de regurgitación de contenido gástrico	28
1	3	TELEFLEX MEDICAL. S.A.U.	100089844619 -- 175030---LMA SUPREME TAM 3	8	ADECUADO: La referencia presentada facilita la práctica clínica en cuanto a los procedimientos estandarizados.	MUY ADECUADO: la referencia presentada posee un doble sellado reduce el riesgo de insuflación durante la ventilación y reduce el riesgo de regurgitación de contenido gástrico	28

AGRUPACION	LOTE	CLASIFICACIÓN / LICITADOR	DESCRIPCIÓN / CIP — REF. FAB. --- DENOM COMERC	Ptos.Facilidad Utiliz	Facilidad de Utilización	Ptos Seguridad	Seguridad	Ptos Etiquetado Y Env.	Etiquetado y envasado	Total Puntos
1	4	TELEFLEX MEDICAL. S.A.U.	100089844417 -- 175020---LMA SUPREME TAM 2	8	ADECUADO: La referencia presentada facilita la práctica clínica en cuanto a los procedimientos estandarizados.	15	MUY ADECUADO: la referencia presentada posee un doble sellado reduce el riesgo de insuflación durante la ventilación y reduce el riesgo de regurgitación de contenido gástrico	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura para preservar la esterilidad en el momento de su uso.	28
1	5	TELEFLEX MEDICAL. S.A.U.	100089855822 -- 175010---LMA SUPREME TAM 1	8	ADECUADO: La referencia presentada facilita la práctica clínica en cuanto a los procedimientos estandarizados.	15	MUY ADECUADO: la referencia presentada posee un doble sellado reduce el riesgo de insuflación durante la ventilación y reduce el riesgo de regurgitación de contenido gástrico	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura para preservar la esterilidad en el momento de su uso.	28



INFORME TÉCNICO

Expediente SIGLO 989/2022

(CCA: +6.6J5EZY3)

Página 39

[illegible]

AGRUPACION	LOTE	CLASIFICACIÓN / LICITADOR	DESCRIPCIÓN / CIP — REF. FAB. --- DENOM COMERC	Ptos.Facilidad de Utilización	Ptos.Seguridad	Ptos.Etiquetado y Envasado	Total Puntos
2	10	SU.PC.SANL.01.10.04.300006 --- C55309	MASCARILLA LARÍNGEA /Gel-Tamaño:adulto;NUMERACIÓN:[5-5];				
2	11	SU.PC.SANL.01.10.04.300006 --- C73076	MASCARILLA LARÍNGEA /Gel-Tamaño:niño;NUMERACIÓN:[2-2];				
2	12	SU.PC.SANL.01.10.04.300006 --- D15228	MASCARILLA LARÍNGEA /Gel-Tamaño:niño;NUMERACIÓN:[1.5-1.5];				
2	13	SU.PC.SANL.01.10.04.300006 --- D58837	MASCARILLA LARÍNGEA /Gel-Tamaño:neonato;NUMERACIÓN:[1-1];				
2	14	SU.PC.SANL.01.10.04.300006 --- D86216	MASCARILLA LARÍNGEA /Gel-Tamaño:niño;NUMERACIÓN:[2.5-2.5];				
2	8	INTERSURGICAL	100071569421 -- 8703000--- INTERSURGICAL	8 ADECUADO: La referencia presentada facilita la práctica clínica en cuanto a los procedimientos estandarizados.	8 ADECUADO:sus características técnicas permiten la apertura permanente del canal gástrico, evitando el riesgo de una inadecuada colocación	5 ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura para preservar la esterilidad en el momento de su uso	21

AGRUPACION	LOTE	CLASIFICACIÓN / LICITADOR	DESCRIPCIÓN / CIP — REF. FAB. --- DENOM COMERC	Ptos.Facilidad de Utilización	Ptos.Seguridad	Ptos.Etiquetado y Envasado	Total Puntos			
2	9	INTERSURGICAL	100071579422 -- 8704000--- INTERSURGICAL	8	ADECUADO: La referencia presentada facilita la práctica clínica en cuanto a los procedimientos estandarizados.	8	ADECUADO:sus características técnicas permitenla apertura permanente del canal gástrico, evitando el riesgo de una inadecuada colocación	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura para preservar la esterilidad en el momento de su uso	21
2	10	INTERSURGICAL	100071569522 -- 8705000--- INTERSURGICAL	8	ADECUADO: La referencia presentada facilita la práctica clínica en cuanto a los procedimientos estandarizados.	8	ADECUADO:sus características técnicas permitenla apertura permanente del canal gástrico, evitando el riesgo de una inadecuada colocación	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura para preservar la esterilidad en el momento de su uso	21
2	11	INTERSURGICAL	100014864545 -- 8202000--- INTERSURGICAL	8	ADECUADO: La referencia presentada facilita la práctica clínica en cuanto a los procedimientos estandarizados.	8	ADECUADO:sus características técnicas permitenla apertura permanente del canal gástrico, evitando el riesgo de una inadecuada colocación	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura para preservar la esterilidad en el momento de su uso	21

AGRUPACION	LOTE	CLASIFICACIÓN / LICITADOR	DESCRIPCIÓN / CIP — REF. FAB. --- DENOM COMERC	Ptos.Facilidad de Utilización	Ptos.Seguridad	Ptos.Etiquetado y Envasado	Total Puntos
2	12	INTERSURGICAL	100014864444 -- 8215000---INTERSURGICAL	8	8	5	21
2	13	INTERSURGICAL	100014864343 -- 8201000---INTERSURGICAL	8	8	5	21
2	14	INTERSURGICAL	100014864646 -- 8225000---INTERSURGICAL	8	8	5	21

AGRUPACION	LOTE	CLASIFICACIÓN / LICITADOR	DESCRIPCIÓN / CIP — REF. FAB. --- DENOM COMERC	Ptos.Facilidad de Utilización	Ptos.Seguridad	Seguridad	Ptos Etiqueta y Env.	Etiquetado y envasado	Total Puntos
3	15	SU.PC.SANL.01.10.06.312000 --- B82062	TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALÓN / adulto-Tamaño:7.5;						
3	16	SU.PC.SANL.01.10.06.312000 --- C24215	TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALÓN / adulto-Tamaño:6.0;						
3	17	SU.PC.SANL.01.10.06.312000 --- C24216	TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALÓN / adulto-Tamaño:6.5;						
3	18	SU.PC.SANL.01.10.06.312000 --- C24217	TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALÓN / adulto-Tamaño:8.5;						
3	19	SU.PC.SANL.01.10.06.312000 --- C24499	TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALÓN / adulto-Tamaño:7.0;						
3	20	SU.PC.SANL.01.10.06.312000 --- C24500	TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALÓN / adulto-Tamaño:8.0;						
3	21	SU.PC.SANL.01.10.06.312000 --- C24506	TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALÓN / adulto-Tamaño:9.0;						
3	15	GARRIC MEDICA, S.L.	NO PRESENTA CIP -- 44.000.20.075---TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALÓN Y GUIA "DAHLHAUSEN". TAMAÑO 7.5						

AGRUPACION	LOTE	CLASIFICACIÓN / LICITADOR	DESCRIPCIÓN / CIP — REF. FAB. --- DENOM COMERC	Ptos.Facilidad de Utilización	Ptos.Seguridad	Ptos.Etiquetado y envasado	Total Puntos
3	16	GARRIC MEDICA, S.L.	NO PRESENTA CIP -- 44.000.20.060---TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALÓN Y GUIA "DAHLHAUSEN". TAMAÑO 6.0				
3	17	GARRIC MEDICA, S.L.	NO PRESENTA CIP -- 44.000.20.065---TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALÓN Y GUIA "DAHLHAUSEN". TAMAÑO 6.5				
3	18	GARRIC MEDICA, S.L.	NO PRESENTA CIP -- 44.000.20.085---TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALÓN Y GUIA "DAHLHAUSEN". TAMAÑO 8.5				
3	19	GARRIC MEDICA, S.L.	NO PRESENTA CIP -- 44.000.20.070---TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALÓN Y GUIA "DAHLHAUSEN". TAMAÑO 7.0				

AGRUPACION	LOTE	CLASIFICACIÓN / LICITADOR	DESCRIPCIÓN / CIP — REF. FAB. --- DENOM COMERC	Ptos.Facilidad de Utilización	Ptos Seguridad	Ptos Etiquetado y envasado	Total Puntos		
3	20	GARRIC MEDICA, S.L.	NO PRESENTA CIP -- 44.000.20.080---TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALÓN Y GUIA "DAHLHAUSEN". TAMAÑO 8.0						
3	21	GARRIC MEDICA, S.L.	NO PRESENTA CIP -- 44.000.20.090---TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALÓN Y GUIA "DAHLHAUSEN". TAMAÑO 9.0						
3	15	IZASA HOSPITAL SLU	100115783529 -- 623TETRCB075---TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALON / adulto-Tamaño:7.5;	0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	0	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura para preservar la esterilidad en el momento de su uso.	5
3	16	IZASA HOSPITAL SLU	100115783923 -- 623TETRCB060---TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALON / adulto-Tamaño:6.0;	0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	0	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura para preservar la esterilidad en el momento de su uso.	5

AGRUPACION	LOTE	CLASIFICACIÓN / LICITADOR	DESCRIPCIÓN / CIP — REF. FAB. --- DENOM COMERC	Ptos.Facilidad de Utilización	Ptos.Seguridad	Ptos.Etiquetado y Envasado	Total Puntos
3	17	IZASA HOSPITAL SLU	100115784034 -- 623TETRCB065---TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALON / adulto-Tamaño:6.5;	0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	5
3	18	IZASA HOSPITAL SLU	100115783721 -- 623TETRCB085---TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALON / adulto-Tamaño:8.5;	0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	5
3	19	IZASA HOSPITAL SLU	100115783428 -- 623TETRCB070---TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALON / adulto-Tamaño:7.0;	0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	5
3	20	IZASA HOSPITAL SLU	100115783620 -- 623TETRCB080---TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALON / adulto-Tamaño:8.0;	0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	5

AGRUPACION	LOTE	CLASIFICACIÓN / LICITADOR	DESCRIPCIÓN / CIP — REF. FAB. --- DENOM COMERC	Ptos.Facilidad Utiliz	Facilidad de Utilización	Ptos Seguridad	Seguridad	Ptos Etiquet. Y Env.	Etiquetado y envasado	Total Puntos
3	21	IZASA HOSPITAL SLU	100115783822 -- 623TETRCB090---TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALON / adulto-Tamaño:9.0;	0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura para preservar la esterilidad en el momento de su uso.	5
3	15	Kluter Medical S.L.	100115255990 -- RIMZP-75---Tubo endotraqueal reforzado 7.5 mm.	0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura para preservar la esterilidad en el momento de su uso.	5
3	16	Kluter Medical S.L.	100115255192 -- RIMZP-60---Tubo endotraqueal reforzado 6.0 mm.	0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura para preservar la esterilidad en el momento de su uso.	5
3	17	Kluter Medical S.L.	100115255394 -- RIMZP-65---Tubo endotraqueal reforzado 6.5 mm.	0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura para preservar la esterilidad en el momento de su uso.	5

AGRUPACION	LOTE	CLASIFICACIÓN / LICITADOR	DESCRIPCIÓN / CIP — REF. FAB. --- DENOM COMERC	Ptos.Facilidad Utiliz	Facilidad de Utilización	Ptos Seguridad	Seguridad	Ptos Etiquet. Y Env.	Etiquetado y envasado	Total Puntos
3	18	Kluter Medical S.L.	100115256203 -- RIMZP-85---Tubo endotraqueal reforzado 8.5 mm.	0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura para preservar la esterilidad en el momento de su uso.	5
3	19	Kluter Medical S.L.	100115255798 -- RIMZP-70---Tubo endotraqueal reforzado 7.0 mm.	0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura para preservar la esterilidad en el momento de su uso.	5
3	20	Kluter Medical S.L.	100115256001 -- RIMZP-80---Tubo endotraqueal reforzado 8.0 mm.	0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura para preservar la esterilidad en el momento de su uso.	5
3	21	Kluter Medical S.L.	100115256405 -- RIMZP-90---Tubo endotraqueal reforzado 9.0 mm.	0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura para preservar la esterilidad en el momento de su uso.	5

AGRUPACION	LOTE	CLASIFICACIÓN / LICITADOR	DESCRIPCIÓN / CIP — REF. FAB. --- DENOM COMERC	Ptos.Facilidad Utiliz	Facilidad de Utilización	Ptos Seguridad	Seguridad	Ptos Etiquetado Y Env.	Etiquetado y envasado	Total Puntos
3	15	MBA INCORPORADO	100089020091 -- TETR75D---EASYTUBE	8	ADECUADO:el balón es de baja fricción lo que evita rozamientos en su introducción	15	MUY ADECUADO: el producto permite la visualización de la graduación y el anclaje del balón evita el riesgo de yatrogenia	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura para preservar la esterilidad en el momento de su uso.	28
3	16	MBA INCORPORADO	100089019888 -- TETR60D---EASYTUBE	8	ADECUADO:el balón es de baja fricción lo que evita rozamientos en su introducción	15	MUY ADECUADO: el producto permite la visualización de la graduación y el anclaje del balón evita el riesgo de yatrogenia	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura para preservar la esterilidad en el momento de su uso.	28
3	17	MBA INCORPORADO	100089019989 -- TETR65D---EASYTUBE	8	ADECUADO:el balón es de baja fricción lo que evita rozamientos en su introducción	15	MUY ADECUADO: el producto permite la visualización de la graduación y el anclaje del balón evita el riesgo de yatrogenia	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura para preservar la esterilidad en el momento de su uso.	28

AGRUPACION	LOTE	CLASIFICACIÓN / LICITADOR	DESCRIPCIÓN / CIP — REF. FAB. --- DENOM COMERC	Ptos.Facilidad de Utilización	PtosSeguridad	Ptos Etiquetado y envasado	Total Puntos			
3	18	MBA INCORPORADO	100089010898 -- TETR85D---EASYTUBE	8	ADECUADO:el balón es de baja fricción lo que evita rozamientos en su introducción	15	MUY ADECUADO: el producto permite la visualización de la graduación y el anclaje del balón evita el riesgo de yatrogenia	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura para preservar la esterilidad en el momento de su uso.	28
3	19	MBA INCORPORADO	100089010696 -- TETR70D---EASYTUBE	8	ADECUADO:el balón es de baja fricción lo que evita rozamientos en su introducción	15	MUY ADECUADO: el producto permite la visualización de la graduación y el anclaje del balón evita el riesgo de yatrogenia	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura para preservar la esterilidad en el momento de su uso.	28
3	20	MBA INCORPORADO	100089010797 -- TETR80D---EASYTUBE	8	ADECUADO:el balón es de baja fricción lo que evita rozamientos en su introducción	15	MUY ADECUADO: el producto permite la visualización de la graduación y el anclaje del balón evita el riesgo de yatrogenia	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura para preservar la esterilidad en el momento de su uso.	28

AGRUPACION	LOTE	CLASIFICACIÓN / LICITADOR	DESCRIPCIÓN / CIP — REF. FAB. --- DENOM COMERC	Ptos.Facilidad de Utilización	Ptos.Seguridad	Ptos.Etiquetado y envasado	Total Puntos
3	21	MBA INCORPORADO	100089010090 -- TETR90D---EASYTUBE	8	15	5	28
3	15	MEDTRONIC IBERICA S.A.	100002062230 -- 118-75---TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALON / adulto /SHILEY	0	0	5	5
3	16	MEDTRONIC IBERICA S.A.	100000572885 -- 118-60---TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALON / adulto /SHILEY	0	0	5	5
3	17	MEDTRONIC IBERICA S.A.	100000573491 -- 118-65---TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALON / adulto /SHILEY	0	0	5	5

AGRUPACION	LOTE	CLASIFICACIÓN / LICITADOR	DESCRIPCIÓN / CIP — REF. FAB. --- DENOM COMERC	Ptos.Facilidad de Utilización	Ptos.Seguridad	Ptos Etiqueta y Env.	Etiquetado y envasado	Total Puntos		
3	18	MEDTRONIC IBERICA S.A.	100000575714 -- 118-85---TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALON / adulto /SHILEY	0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura para preservar la esterilidad en el momento de su uso.	5
3	19	MEDTRONIC IBERICA S.A.	100000574007 -- 118-70---TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALON / adulto /SHILEY	0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura para preservar la esterilidad en el momento de su uso.	5
3	20	MEDTRONIC IBERICA S.A.	100000575118 -- 118-80---TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALON / adulto /SHILEY	0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura para preservar la esterilidad en el momento de su uso.	5
3	21	MEDTRONIC IBERICA S.A.	100019854640 -- 118-90M---TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALON / adulto /SHILEY	0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura para preservar la esterilidad en el momento de su uso.	5

AGRUPACION	LOTE	CLASIFICACIÓN / LICITADOR	DESCRIPCIÓN / CIP — REF. FAB. --- DENOM COMERC	Ptos.Facilidad de Utilización	Ptos.Seguridad	Ptos Etiqueta y Env.	Etiquetado y envasado	Total Puntos		
3	15	OXIGEM	100090549842 -- 514130---OXIGEM	0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura para preservar la esterilidad en el momento de su uso.	5
3	16	OXIGEM	100090549943 -- 514124---OXIGEM	0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura para preservar la esterilidad en el momento de su uso.	5
3	17	OXIGEM	100090550055 -- 514126---OXIGEM	0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura para preservar la esterilidad en el momento de su uso.	5
3	18	OXIGEM	100090539740 -- 514134---OXIGEM	0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura para preservar la esterilidad en el momento de su uso.	5

AGRUPACION	LOTE	CLASIFICACIÓN / LICITADOR	DESCRIPCIÓN / CIP — REF. FAB. --- DENOM COMERC	Ptos.Facilidad de Utilización	Ptos.Seguridad	Ptos.Etiquetado y Envasado	Total Puntos
3	19	OXIGEM	100090539942 -- 514128---OXIGEM	0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	5
3	20	OXIGEM	100090539841 -- 514132---OXIGEM	0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	5
3	21	OXIGEM	100093342855 -- 514136---OXIGEM	0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	5
3	15	SIEBEN SOL.CLIN.SAN	100123983557 -- TRCB-7,5---TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALON / adulto-Tamaño:7.5;	0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	5

AGRUPACION	LOTE	CLASIFICACIÓN / LICITADOR	DESCRIPCIÓN / CIP — REF. FAB. --- DENOM COMERC	Ptos.Facilidad de Utilización	Ptos.Facilidad de Utilización	Ptos.Seguridad	Seguridad	Ptos Etiquetado y envasado	Etiquetado y envasado	Total Puntos
3	16	SIEBEN SOL.CLIN.SAN	100124153777 -- TRCB-6---TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALON / adulto-Tamaño:6.0;		No se puede valorar sólo presenta muestras del lote 19					
3	17	SIEBEN SOL.CLIN.SAN	100124153979 -- TRCB-6,5---TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALON / adulto-Tamaño:6.5;		No se puede valorar sólo presenta muestras del lote 19					
3	18	SIEBEN SOL.CLIN.SAN	100123983658 -- TRCB-8,5---TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALON / adulto-Tamaño:8.5;		No se puede valorar sólo presenta muestras del lote 19					
3	19	SIEBEN SOL.CLIN.SAN	100124154080 -- TRCB-7---TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALON / adulto-Tamaño:7.0;		No se puede valorar sólo presenta muestras del lote 19					

AGRUPACION	LOTE	CLASIFICACIÓN / LICITADOR	DESCRIPCIÓN / CIP — REF. FAB. --- DENOM COMERC	Ptos.Facilidad de Utilización	Ptos Seguridad	Seguridad	Ptos Etiquetado y Env.	Etiquetado y envasado	Total Puntos	
3	20	SIEBEN SOL.CLIN.SAN	100123972445 -- TRCB-8---TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALON / adulto-Tamaño:8.0;							
3	21	SIEBEN SOL.CLIN.SAN	100124153979 -- TRCB-9---TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALON / adulto-Tamaño:9.0;							
3	15	TELEFLEX MEDICAL. S.A.U.	100097412462 -- 104204-000075---	15	MUY ADECUADO: la flexibilidad de la guía facilita la inserción del tubo y el balón es de baja fricción	15	MUY ADECUADO: el producto permite la visualización de la graduación y el anclaje del balón evita el riesgo de yatrogenia	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura para preservar la esterilidad en el momento de su uso.	35
3	16	TELEFLEX MEDICAL. S.A.U.	100097411351 -- 104204-000060---	15	MUY ADECUADO: la flexibilidad de la guía facilita la inserción del tubo y el balón es de baja fricción	15	MUY ADECUADO: el producto permite la visualización de la graduación y el anclaje del balón evita el riesgo de yatrogenia	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura para preservar la esterilidad en el momento de su uso.	35

AGRUPACION	LOTE	CLASIFICACIÓN / LICITADOR	DESCRIPCIÓN / CIP — REF. FAB. --- DENOM COMERC	Ptos.Facilidad Utiliz	Facilidad de Utilización	Ptos Seguridad	Seguridad	Ptos Etiquet. Y Env.	Etiquetado y envasado	Total Puntos
3	17	TELEFLEX MEDICAL. S.A.U.	100097421352 -- 104204-000065---	15	MUY ADECUADO: la flexibilidad de la guía facilita la inserción del tubo y el balón es de baja fricción	15	MUY ADECUADO: el producto permite la visualización de la graduación y el anclaje del balón evita el riesgo de yatrogenia	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura para preservar la esterilidad en el momento de su uso.	35
3	18	TELEFLEX MEDICAL. S.A.U.	100097421958 -- 104204-000085---	15	MUY ADECUADO: la flexibilidad de la guía facilita la inserción del tubo y el balón es de baja fricción	15	MUY ADECUADO: el producto permite la visualización de la graduación y el anclaje del balón evita el riesgo de yatrogenia	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura para preservar la esterilidad en el momento de su uso.	35
3	19	TELEFLEX MEDICAL. S.A.U.	100097421554 -- 104204-000070---	15	MUY ADECUADO: la flexibilidad de la guía facilita la inserción del tubo y el balón es de baja fricción	15	MUY ADECUADO: el producto permite la visualización de la graduación y el anclaje del balón evita el riesgo de yatrogenia	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura para preservar la esterilidad en el momento de su uso.	35
3	20	TELEFLEX MEDICAL. S.A.U.	100097412664 -- 104204-000080---	15	MUY ADECUADO: la flexibilidad de la guía facilita la inserción del tubo y el balón es de baja fricción	15	MUY ADECUADO: el producto permite la visualización de la graduación y el anclaje del balón evita el riesgo de yatrogenia	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura para preservar la esterilidad en el momento de su uso.	35

AGRUPACION	LOTE	CLASIFICACIÓN / LICITADOR	DESCRIPCIÓN / CIP — REF. FAB. --- DENOM COMERC	Ptos.Facilidad Utiliz	Facilidad de Utilización	Ptos Seguridad	Seguridad	Ptos Etiquet. Y Env.	Etiquetado y envasado	Total Puntos
3	21	TELEFLEX MEDICAL. S.A.U.	100097412765 -- 104204-000090---	15	MUY ADECUADO: la flexibilidad de la guía facilita la inserción del tubo y el balón es de baja fricción	15	MUY ADECUADO: el producto permite la visualización de la graduación y el anclaje del balón evita el riesgo de yatrogenia	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura para preservar la esterilidad en el momento de su uso.	35
4	22	SU.PC.SANL.01.10.08.300006 --- E82657	BRONCOSCOPIO FLEXIBLE-Diámetro:[3.5-4.0);							
4	23	SU.PC.SANL.01.10.08.300006 --- E82658	BRONCOSCOPIO FLEXIBLE-Diámetro:[5.0-5.5);							
4	24	SU.PC.SANL.01.10.08.300006 --- F21454	BRONCOSCOPIO FLEXIBLE-Diámetro:[5.5-6.0);							
4	22	BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, S.A.	100145741333 -- M00542711--- EXALT B		RENUNCIA AL CONCURSO con fecha 10 de mayo de 2023 por haber transcurrido más de dos meses de la apertura del sobre 2					
4	23	BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, S.A.	100145741232 -- M00542731--- EXALT B		RENUNCIA AL CONCURSO con fecha 10 de mayo de 2023 por haber transcurrido más de dos meses de la apertura del sobre 2					

AGRUPACION	LOTE	CLASIFICACIÓN / LICITADOR	DESCRIPCIÓN / CIP — REF. FAB. --- DENOM COMERC	Ptos.Facilidad de Utilización	Ptos. Seguridad	Ptos Etiqueta. Y Env.	Etiquetado y envasado	Total Puntos	
4	24	BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, S.A.	100145741434 -- M00542751--- EXALT B		RENUNCIA AL CONCURSO con fecha 10 de mayo de 2023 por haber transcurrido más de dos meses de la apertura del sobre 2				
4	22	FIRMA AMBU S.L.	100119696948 -- 476001000--- Broncoscopio flexible estéril aScope4 Fino (Slim)	8	ADECUADO:Mango ligero y ergonómico que ofrece un agarre más firme y cómodo	8	ADECUADO:control adaptativo de la luz	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura para preservar la esterilidad en el momento de su uso. 21
4	23	FIRMA AMBU S.L.	100119697059 -- 477001000--- Broncoscopio flexible estéril aScope4 Mediano (Regular)	8	ADECUADO:Mango ligero y ergonómico que ofrece un agarre más firme y cómodo	8	ADECUADO:control adaptativo de la luz	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura para preservar la esterilidad en el momento de su uso. 21
4	24	FIRMA AMBU S.L.	100119696847 -- 478001000--- Broncoscopio flexible estéril aScope4 Grueso (Large)	8	ADECUADO:Mango ligero y ergonómico que ofrece un agarre más firme y cómodo	8	ADECUADO:control adaptativo de la luz	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura para preservar la esterilidad en el momento de su uso. 21

AGRUPACION	LOTE	CLASIFICACIÓN / LICITADOR	DESCRIPCIÓN / CIP — REF. FAB. --- DENOM COMERC	Ptos.Facilidad de Utilización	Ptos.Seguridad	Ptos.Etiquetado y envasado	Total Puntos
4	22	IHT MEDICAL	100153585769 -- 0300020 (BCV1-C2) VATHIN---Video broncoscopio flexible estéril de un solo uso Vathin SLIM 3,2 / 1,2 mm flexión distal 2100 / 2100 , long. 600 mm	15	8	5	28
4	23	IHT MEDICAL	100153585961 -- 0300030 (BCV1-M2)---Familia de video endoscopios flexibles de un solo uso Vathin esterilizados por óxido de etileno.	15	8	5	28
4	24	IHT MEDICAL	100153595760 -- 0300040 (BCV1-S2)---Familia de video endoscopios flexibles de un solo uso Vathin esterilizados por óxido de etileno. introducción de accesorios endoscópicos compatibles.....	15	8	5	28
5	25	SU.PC.SANL.01.10.13.000013 --- E95654	MASCARILLA FACIAL PARA CPAP Y BIPAP CON VALVULA / gel-Tamaño:grande;				
5	26	SU.PC.SANL.01.10.13.000013 --- E95883	MASCARILLA FACIAL PARA CPAP Y BIPAP CON VALVULA / gel-Tamaño:mediana;				

AGRUPACION	LOTE	CLASIFICACIÓN / LICITADOR	DESCRIPCIÓN / CIP — REF. FAB. --- DENOM COMERC	Ptos.Facilidad Utiliz	Facilidad de Utilización	Ptos Seguridad	Seguridad	Ptos Etiquet. Y Env.	Etiquetado y envasado	Total Puntos
5	25	INTERSURGICAL	100101331651 -- 2269000---INTERSURGICAL	8	ADECUADO: La referencia presentada facilita la práctica clínica en cuanto a los procedimientos estandarizados.	8	ADECUADO: no presenta salida exhalatoria que evita contaminación cruzada	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura evitando una manipulación innecesaria.	21
5	25	INTERSURGICAL	100101331055 -- 2262000---INTERSURGICAL	0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura evitando una manipulación innecesaria.	5
5	26	INTERSURGICAL	100101331550 -- 2264000---INTERSURGICAL	8	ADECUADO: La referencia presentada facilita la práctica clínica en cuanto a los procedimientos estandarizados.	8	ADECUADO: no presenta salida exhalatoria que evita contaminación cruzada	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura evitando una manipulación innecesaria.	21
5	26	INTERSURGICAL	100101304385 -- 2261000---INTERSURGICAL	0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura evitando una manipulación innecesaria.	5

AGRUPACION	LOTE	CLASIFICACIÓN / LICITADOR	DESCRIPCIÓN / CIP — REF. FAB. --- DENOM COMERC	Ptos.Facilidad de Utilización	Ptos Seguridad	Seguridad	Ptos Etiquetado y envasado	Total Puntos		
6	27	SU.PC.SANL.01.10.13.120000 --- B40745	MASCARILLA FACIAL PARA CPAP Y BIPAP CON VÁLVULA / adulto-Tamaño:pequeña;							
6	28	SU.PC.SANL.01.10.13.120000 --- B40746	MASCARILLA FACIAL PARA CPAP Y BIPAP CON VÁLVULA / adulto-Tamaño:mediana;							
6	29	SU.PC.SANL.01.10.13.120000 --- B40747	MASCARILLA FACIAL PARA CPAP Y BIPAP CON VÁLVULA / adulto-Tamaño:grande;							
6	27	ENDOOK	100151275736 -- RT077A--- ENDOOK	15	MUY ADECUADO: Mascarilla facial bajo nariz con excelente adaptabilidad incluso en pacientes con deformidades faciales. Aporta un efecto ventosa sin válvula de inflado para un sellado perfecto a la superficie facial.	15	MUY ADECUADO: Sin apoyo frontal, ni tabique nasal que alivia la presión para evitar lesiones y úlceras por presión. Presenta adaptador para SNG que evita su salida accidental	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura evitando una manipulación innecesaria.	35
6	28	ENDOOK	100151125721 -- RT077B--- ENDOOK	15	MUY ADECUADO: Mascarilla facial bajo nariz con excelente adaptabilidad incluso en pacientes con deformidades faciales. Aporta un efecto ventosa sin válvula de inflado para un sellado perfecto a la superficie facial.	15	MUY ADECUADO: Sin apoyo frontal, ni tabique nasal que alivia la presión para evitar lesiones y úlceras por presión. Presenta adaptador para SNG que evita su salida accidental	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura evitando una manipulación innecesaria.	35

AGRUPACION	LOTE	CLASIFICACIÓN / LICITADOR	DESCRIPCIÓN / CIP — REF. FAB. --- DENOM COMERC	Ptos.Facilidad de Utilización	PtosSeguridad	Ptos Etiquetado y Envasado	Total Puntos
6	29	ENDOOK	100156045819 -- RT077C---ENDOOK	15	MUY ADECUADO: Mascarilla facial bajo nariz con excelente adaptabilidad incluso en pacientes con deformidades faciales. Aporta un efecto ventosa sin válvula de inflado para un sellado perfecto a la superficie facial.	MUY ADECUADO: Sin apoyo frontal, ni tabique nasal que alivia la presión para evitar lesiones y úlceras por presión. Presenta adaptador para SNG que evita su salida accidental	35
6	27	INTERSURGICAL	100147368367 -- 2290020---INTERSURGICAL	0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	5
6	28	INTERSURGICAL	100147372005 -- 2290030---INTERSURGICAL	0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	5

AGRUPACION	LOTE	CLASIFICACIÓN / LICITADOR	DESCRIPCIÓN / CIP — REF. FAB. --- DENOM COMERC	Ptos.Facilidad de Utilización	Ptos.Seguridad	Ptos. Etiqueta y Env.	Etiquetado y envasado	Total Puntos		
6	29	INTERSURGICAL	100147372207 -- 2290040--- INTERSURGICAL	0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura evitando una manipulación innecesaria.	5
6	27	Linde Medica, S.L.U.	100020412798 -- 313-9001--- Mascarilla facial para CPAP y BIPAP con válvula / adulto - Tamaño: pequeña	0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura evitando una manipulación innecesaria.	5
6	28	Linde Medica, S.L.U.	100020412697 -- 313-9002--- Mascarilla facial para CPAP y BIPAP con válvula / adulto - Tamaño: mediana	0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura evitando una manipulación innecesaria.	5
6	29	Linde Medica, S.L.U.	100020413506 -- 313-9003 --- Mascarilla facial para CPAP y BIPAP con válvula / adulto - Tamaño: grande	0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura evitando una manipulación innecesaria.	5

[illegible]

AGRUPACION	LOTE	CLASIFICACIÓN / LICITADOR	DESCRIPCIÓN / CIP — REF. FAB. --- DENOM COMERC	Ptos.Facilidad de Utilización	PtosSeguridad	PtosEtiquetado y envasado	Total Puntos	
7	30	Edwards Lifesciences, S.L.	100088833900 -- CSCL--- Edwards-Clearsight, Dispositivo monitorización hemodinamica no invasiva-tamaño grande	8	ADECUADO: La referencia presentada facilita la práctica clínica en cuanto a los procedimientos estandarizados.	8 ADECUADO: combina los métodos de pletismografía, para la obtención de lecturas fiables de las presiones arteriales	5 ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura para preservar la esterilidad en el momento de su uso.	21
7	31	Edwards Lifesciences, S.L.	100088834011 -- CSCM--- Edwards-Clearsight, Dispositivo monitorización hemodinamica no invasiva-tamaño mediano	8	ADECUADO: La referencia presentada facilita la práctica clínica en cuanto a los procedimientos estandarizados.	8 ADECUADO: combina los métodos de pletismografía, para la obtención de lecturas fiables de las presiones arteriales	5 ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura para preservar la esterilidad en el momento de su uso.	21
7	32	Edwards Lifesciences, S.L.	100088833809 -- CSCS--- Edwards-Clearsight, Dispositivo monitorización hemodinamica no invasiva-tamaño pequeño	8	ADECUADO: La referencia presentada facilita la práctica clínica en cuanto a los procedimientos estandarizados.	8 ADECUADO: combina los métodos de pletismografía, para la obtención de lecturas fiables de las presiones arteriales	5 ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura para preservar la esterilidad en el momento de su uso.	21
	33	SU.PC.SANL.01.10.04.501000 ---	RESUCITADOR MANUAL DESECHABLE / adultos					

AGRUPACION	LOTE	CLASIFICACIÓN / LICITADOR	DESCRIPCIÓN / CIP — REF. FAB. --- DENOM COMERC	Ptos.Facilidad de Utilización	Ptos.Seguridad	Ptos.Etiquetado y Envasado	Total Puntos
	33	FIRMA AMBU S.L.	100013519761 -- 325002000--- Resucitador Ambu SPUR II Adulto, desechable	15	15	5	35
	33	INTERSURGICAL	100000551479 -- 7152000--- INTERSURGICAL	15	8	5	28
	33	SIEBEN SOL.CLIN.SAN	100122584324 -- MW-124--- RESUCITADOR MANUAL DESECHABLE / adultos	0	0	5	5

AGRUPACION	LOTE	CLASIFICACIÓN / LICITADOR	DESCRIPCIÓN / CIP — REF. FAB. --- DENOM COMERC	Ptos.Facilidad Utiliz	Facilidad de Utilización	Ptos Seguridad	Seguridad	Ptos Etiquet. Y Env.	Etiquetado y envasado	Total Puntos
	33	VYAIRE MEDICAL	100138503726 -- 2K8004--- BOLSAS DE REANIMACIÓN AUTOINFLABLES PARA ADULTOS	0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura evitando una manipulación innecesaria.	5
	34	SU.PC.SANL.01.10.12.000002 ---	SENSOR PULSIOXIMETRIA TIPO TIRA ADHESIVA DIGITAL / neonato							
	34	MASIMO EUROPE LIMITED	100107462973 -- 4003---SENSOR ADHESIVO DESECHABLE SATURACION (SpO2) NEONATAL	8	ADECUADO: Aplicación en pie, mano, tobillo o muñeca de neonatos	8	ADECUADO: Receptor protegido ante interferencias eléctricas, ópticas y ruido de paciente	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura evitando una manipulación innecesaria.	21
	34	MEDTRONIC IBERICA S.A.	100000614819 -- MAX-N-I--- SENSOR PULSIOXIMETRIA TIPO TIRA ADHESIVA DIGITAL / neonato / NELLCOR	15	MUY ADECUADO:lectura precisa y fiable incluso en situaciones de movimiento, hipotermia y baja perfusión.	15	MUY ADECUADO: incluyen un Chip de Memoria Digital en el sensor que se traduce en una serie de ventajas en cuanto a seguridad. Minimiza la contaminación cruzada, los artefactos causados por movimiento del paciente e interferencias luminosas y/o electrónica	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura evitando una manipulación innecesaria.	35

AGRUPACION	LOTE	CLASIFICACIÓN / LICITADOR	DESCRIPCIÓN / CIP — REF. FAB. --- DENOM COMERC	Ptos.Facilidad de Utilización	Ptos.Seguridad	Ptos.Etiquetado y envasado	Total Puntos			
	35	SU.PC.SANL.01.10.12.021000 ---	SENSOR PULSIOXIMETRIA TIPO TIRA ADHESIVA DIGITAL / adulto							
	35	MASIMO EUROPE LIMITED	100107462771 -- 4000---SENSOR ADHESIVO DESECHABLE SATURACION (SpO2) ADULTO (RD SET Adt)	8	ADECUADO:Apto para su aplicación en dedo de forma reposicionable	8	ADECUADO: Receptor protegido ante interferencias eléctricas, ópticas y ruido de paciente	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura evitando una manipulación innecesaria.	21
	35	MEDTRONIC IBERICA S.A.	100000615526 -- MAXAI---SENSOR PULSIOXIMETRIA TIPO TIRA ADHESIVA DIGITAL / adulto / NELLCOR	15	MUY ADECUADO: los sensores tienen un diseño serigrafiado que permite la correcta colocación del sensor. Su adhesivo permite la fijación perfecta del sensor	8	ADECUADO: incluyen un Chip de Memoria Digital en el sensor que se traduce en una serie de ventajas en cuanto a seguridad	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura evitando una manipulación innecesaria.	28
	36	SU.PC.SANL.01.10.12.024000 ---	SENSOR PULSIOXIMETRIA TIPO TIRA ADHESIVA DIGITAL / pediátrico							
	36	MASIMO EUROPE LIMITED	100107462670 -- 4001---SENSOR ADHESIVO DESECHABLE SATURACION (SpO2) PEDIÁTRICO (RD SET Pdt)	8	ADECUADO:Apto para su aplicación en dedo de forma reposicionable	8	ADECUADO: Receptor protegido ante interferencias eléctricas, ópticas y ruido de paciente	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura evitando una manipulación innecesaria.	21

AGRUPACION	LOTE	CLASIFICACIÓN / LICITADOR	DESCRIPCIÓN / CIP — REF. FAB. --- DENOM COMERC	Ptos.Facilidad Utiliz	Facilidad de Utilización	Ptos Seguridad	Seguridad	Ptos Etiquet. Y Env.	Etiquetado y envasado	Total Puntos
	36	MEDTRONIC IBERICA S.A.	100000615223 -- MAX-P-I--- SENSOR PULSIOXIMETRIA TIPO TIRA ADHESIVA DIGITAL / pediátrico / NELLCOR	15	MUY ADECUADO: los sensores tienen un diseño serigrafiado que permite la correcta colocación del sensor. Su adhesivo permite la fijación perfecta del sensor	8	ADECUADO: incluyen un Chip de Memoria Digital en el sensor que se traduce en una serie de ventajas en cuanto a seguridad	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura evitando una manipulación innecesaria.	28
	37	SU.PC.SANL.01.10.00.100001 --- B39661	MASCARILLA OXIGENO CONCENTRACION VARIABLE / adultos-FiO2 max.: [50-50];							
	37	INTERSURGICAL	100127441284 -- 1137015--- INTERSURGICAL	15	MUY ADECUADO: Silencioso a cualquier concentración. Regulador de alto y bajo flujo en el mismo dispositivo.	15	MUY ADECUADO: presenta sistemas de doble ajuste en la barbilla. Facilidad de visualización los l/min evitando errores de precisión	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura evitando una manipulación innecesaria.	35
	37	IZASA HOSPITAL SLU	100101152441 -- 623MMVACT--- MASCARILLA OXIGENO CONCENTRACION VARIABLE / adultos-FiO2 max.: [50-50];	0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura evitando una manipulación innecesaria.	5

AGRUPACION	LOTE	CLASIFICACIÓN / LICITADOR	DESCRIPCIÓN / CIP — REF. FAB. --- DENOM COMERC	Ptos.Facilidad de Utilización	Ptos.Seguridad	Ptos.Etiquetado y envasado	Total Puntos
	37	Linde Medica, S.L.U.	100013428540 -- 152576 --- Mascarilla oxigeno concentracion variable / adultos	0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	5
	37	MARTÍN VECINO, S.L.	100140496656 -- MV108--- MASCARILLA OXIGENO VENTURI XL ADULTO		NO CUMPLE: presenta un tubo coarrugado que proporciona un espacio muerto excesivo		
	37	OXIGEM	100008262054 -- 41210XL--- OXIGEM	0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	5
	38	SU.PC.SANI.01.10.00.201000 --- B62281	CÁMARA EXPANSORA INHALACIÓN AEROSOL CON BOQUILLA - GC				

AGRUPACION	LOTE	CLASIFICACIÓN / LICITADOR	DESCRIPCIÓN / CIP — REF. FAB. --- DENOM COMERC	Ptos.Facilidad de Utilización	Ptos.Seguridad	Ptos.Etiquetado y envasado	Total Puntos
	38	INTERSURGICAL	100150537387 -- MD38230---BESMED	8	ADECUADO:tratamiento antiestático de la cámara	0	13
	38	KEYLAB MEDICAL, S.L.	100097212442 -- HS2003-050---Cámara de inhalación Prochamber	15	MUY ADECUADO: sencillo diseño, de pequeño tamaño y ergonómico, no necesita montaje previo al uso. La válvula responde adecuadamente a bajos flujos inspiratorios.	15	35
	38	Laboratorio Aldo-Unión SL	100147565852 -- 459735.6---Cámara Universal Chamber	8	ADECUADO:tratamiento antiestático de la cámara	8	21

AGRUPACION	LOTE	CLASIFICACIÓN / LICITADOR	DESCRIPCIÓN / CIP — REF. FAB. --- DENOM COMERC	Ptos.Facilidad de Utilización	PtosSeguridad	PtosEtiquetado y Envasado	Total Puntos
	38	OXIGEM	100140485544 -- 8020101--- FISIOCHAMBER TRYGON	8	ADECUADO:tratamiento antiestático de la cámara .	8	21
	39	SU.PC.SANL.01.10.00.205000 --- B44298	CÁMARA EXPANSORA INHALACIÓN AEROSOLES CON MASCARILLA / adultos - GC				
	39	INTERSURGICAL	100150353824 -- MD38220--- BESMED	0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	0	5
	39	INTERSURGICAL	100157258366 -- MD38340--- BESMED	15	MUY ADECUADO: tratamiento antiestático de la cámara. Mascarilla de silicona con un sellado óptimo.	15	35

AGRUPACION	LOTE	CLASIFICACIÓN / LICITADOR	DESCRIPCIÓN / CIP — REF. FAB. --- DENOM COMERC	Ptos.Facilidad Utiliz	Facilidad de Utilización	Ptos Seguridad	Seguridad	Ptos Etiquet. Y Env.	Etiquetado y envasado	Total Puntos
	39	KEYLAB MEDICAL, S.L.	100097184651 -- 1117488---Cámara de inhalación Prochamber con mascarilla adulto		La muestra presentada no se corresponde con la documentación presentada y son productos con diferentes características por lo que no se puede valorar					
	39	OXIGEM	100140485645 -- 8020401---FISIOCHAMBER TRYGON	8	ADECUADO:tratamiento especial antiestático de la cámara que no necesita cebado.	8	ADECUADO:La silicona suave y deformable del adaptador asegura un ajuste perfecto con los conectores de todos los inhaladores	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura evitando una manipulación innecesaria.	21
	40	SU.PC.SANL.01.10.00.206000 --- B39378	CÁMARA EXPANSORA INHALACIÓN AEROSOLAS CON MASCARILLA / pediátrico - GC							
	40	INTERSURGICAL	100150369481 -- MD38210---BESMED	0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura evitando una manipulación innecesaria..	5

AGRUPACION	LOTE	CLASIFICACIÓN / LICITADOR	DESCRIPCIÓN / CIP — REF. FAB. --- DENOM COMERC	Ptos.Facilidad de Utilización	Ptos.Seguridad	Ptos.Etiquetado y envasado	Total Puntos			
	40	INTERSURGICAL	100157258760 -- MD38350---BESMED	15	MUY ADECUADO: tratamiento antiestático de la cámara. Mascarilla de silicona con un sellado óptimo.	15	MUY ADECUADO: Presenta un eficaz ajuste facial con un mínimo espacio muerto. Y tiene un sistema de seguridad que emite un silbido en caso de uso incorrecto.	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura evitando una manipulación innecesaria.	35
	40	KEYLAB MEDICAL, S.L.	100097122736 -- 1117490---Cámara de inhalación Prochamber con mascarilla infantil		La muestra presentada no se corresponde con la documentación presentada y son productos con diferentes características por lo que no se puede valorar					
	40	Kluter Medical S.L.	100157175823 -- 33673---Cámara inhalación pediátrica	8	ADECUADO:tratamiento especial antiestático de la cámara que no necesita cebado.	8	ADECUADO: tiene una válvula exhalatoria que minimiza la contaminación del reservorio.	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura evitando una manipulación innecesaria.	21
	40	OXIGEM	100157616887 -- 8020201---FISIOCHAMBER TRYGON	8	ADECUADO:tratamiento especial antiestático de la cámara que no necesita cebado.	8	ADECUADO:La silicona suave y deformable del adaptador asegura un ajuste perfecto con los conectores de todos los inhaladores	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura evitando una manipulación innecesaria.	21

AGRUPACION	LOTE	CLASIFICACIÓN / LICITADOR	DESCRIPCIÓN / CIP — REF. FAB. --- DENOM COMERC	Ptos.Facilidad de Utilización	Ptos.Seguridad	Seguridad	Ptos Etiqueta. Y Env.	Etiquetado y envasado	Total Puntos
	41	SU.PC.SANL.01.10.00.000003 --- F78739	CIRCUITO C/ HUMIDIFICADOR Y CALENTADOR-Rango de Flujo:5-40L/min;						
	41	SIN OFERTAS PRESENTADAS							
	42	SU.PC.SANL.01.10.00.400000 --- D70611	SONDA NASAL OXIGENO SILICONA TIPO GAFA PARA ALTO FLUJO / adulto-Conexión distal:otra;						
	42	AMEBIL, S.L.	100157516079 -- 032-10-171--- Sonda nasal oxígeno silicona tipo gafa	0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura evitando una manipulación innecesaria.
	42	DRAGER HISPANIA,S.A.U.	100131383808 -- MP05512--- GAFAS ALTO FLUJO TAMAÑO M	0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura evitando una manipulación innecesaria.

AGRUPACION	LOTE	CLASIFICACIÓN / LICITADOR	DESCRIPCIÓN / CIP — REF. FAB. --- DENOM COMERC	Ptos.Facilidad ad Utiliz	Facilidad de Utilización	Ptos Seguridad	Seguridad	Ptos Etiquetado. Y Env.	Etiquetado y envasado	Total Puntos
	42	ENDOOK	100100351854 -- OPT942---ENDOOK	8	ADECUADO: vástagos nasales anatómicos curvos, suaves y atraumáticos .	8	ADECUADO:Tubo de conexión entre circuito y narina con refuerzo anti acodamiento recubierto de membrana semipermeable que facilita la expulsión de la condensación en forma de vapor	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura evitando una manipulación innecesaria.	21
	42	ENDOOK	100100361653 -- OPT944---ENDOOK	8	ADECUADO: vástagos nasales anatómicos curvos, suaves y atraumáticos .	8	ADECUADO:Tubo de conexión entre circuito y narina con refuerzo anti acodamiento recubierto de membrana semipermeable que facilita la expulsión de la condensación en forma de vapor	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura evitando una manipulación innecesaria.	21
	42	ENDOOK	100100361754 -- OPT946---ENDOOK	8	ADECUADO: vástagos nasales anatómicos curvos, suaves y atraumáticos .	8	ADECUADO:Tubo de conexión entre circuito y narina con refuerzo anti acodamiento recubierto de membrana semipermeable que facilita la expulsión de la condensación en forma de vapor	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura evitando una manipulación innecesaria.	21

AGRUPACION	LOTE	CLASIFICACIÓN / LICITADOR	DESCRIPCIÓN / CIP — REF. FAB. --- DENOM COMERC	Ptos.Facilidad Utiliz	Facilidad de Utilización	Ptos Seguridad	Seguridad	Ptos Etiquet. Y Env.	Etiquetado y envasado	Total Puntos
	42	INTERSURGICAL	100143527177 -- 7300000---INTERSURGICAL	0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura evitando una manipulación innecesaria.	5
	42	INTERSURGICAL	100143527278 -- 7301000---INTERSURGICAL	0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura evitando una manipulación innecesaria.	5
	42	INTERSURGICAL	100143527379 -- 7302000---INTERSURGICAL	0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura evitando una manipulación innecesaria.	5
	42	MBA INCORPORADO	100140376543 -- 303030029---HIFENT	0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura evitando una manipulación innecesaria.	5

AGRUPACION	LOTE	CLASIFICACIÓN / LICITADOR	DESCRIPCIÓN / CIP — REF. FAB. --- DENOM COMERC	Ptos.Facilidad de Utilización	Ptos.Seguridad	Seguridad	Ptos Etiqueta y Env.	Etiquetado y envasado	Total Puntos
	42	VYAIRE MEDICAL	100157246941 -- 1493X--- CÁNULA NASAL ALTO FLUJO	0		BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	5
	43	SU.PC.SANL.01.10.00.401000 --- B39513	SONDA NASAL OXIGENO TIPO GAFA / adultos-Conexión distal:luer;Longitud de la alargadera:[0-300];						
	43	AMEBIL, S.L.	100157517180 -- 032-10-022--- Sonda nasal oxígeno tipo gafa adulto	0		BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	5
	43	GARRIC MEDICA, S.L.	100106662790 -- 7682002---GAFA DE OXÍGENO ADULTO "UNIDIX"	15		MUY ADECUADO: reducido tamaño de cánula nasal que permite una buena adaptación anatómica y línea facial extrasuave en su totalidad	8	ADECUADO:diseño anticolapso del interior del tubo evita el flujo cero si se acoda la línea.	28

AGRUPACION	LOTE	CLASIFICACIÓN / LICITADOR	DESCRIPCIÓN / CIP — REF. FAB. --- DENOM COMERC	Ptos.Facilidad de Utilización	Ptos.Seguridad	Ptos.Etiquetado y Envasado	Total Puntos			
	43	INTERSURGICAL	100129952944 -- 1161008---INTERSURGICAL	8	ADECUADO:reducido tamaño de cánula nasal que permite una buena adaptación anatómica	8	ADECUADO:diseño anticolapso del interior del tubo evita el flujo cero si se acoda la línea.	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura evitando una manipulación innecesaria.	21
	43	IZASA HOSPITAL SLU	100101064755 -- 623GO2NAT2M---SONDA NASAL OXIGENO TIPO GAFA / adultos-Conexión distal:luer;Longitud de la alargadera:[0-300];	15	MUY ADECUADO: reducido tamaño de cánula nasal que permite una buena adaptación anatómica y línea facial extrasuave en su totalidad	8	ADECUADO:diseño anticolapso del interior del tubo evita el flujo cero si se acoda la línea.	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura evitando una manipulación innecesaria.	28
	43	MARTÍN VECINO, S.L.	100157588298 -- MV001---CANULA NASAL ADULTO	15	MUY ADECUADO: reducido tamaño de cánula nasal que permite una buena adaptación anatómica y línea facial de material extrasuave en su totalidad	8	ADECUADO:diseño anticolapso del interior del tubo evita el flujo cero si se acoda la línea.	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura evitando una manipulación innecesaria.	28
	43	OXIGEM	100008263367 -- 62150M---OXIGEM	8	ADECUADO:reducido tamaño de cánula nasal que permite una buena adaptación anatómica	8	ADECUADO:diseño anticolapso del interior del tubo evita el flujo cero si se acoda la línea.	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura evitando una manipulación innecesaria.	21

AGRUPACION	LOTE	CLASIFICACIÓN / LICITADOR	DESCRIPCIÓN / CIP — REF. FAB. --- DENOM COMERC	Ptos.Facilidad de Utilización	Ptos.Seguridad	Ptos.Etiquetado y envasado	Total Puntos			
	44	SU.PC.SANL.01.10.00.500000 --- E59997	SOLUCIÓN HIPERTÓNICA PARA NEBULIZACIONES- COMPOSICIÓN :solución salina con ácido hialurónico;CONCENTRACIÓN DE LA SOLUCIÓN SALINA:[7-7];							
	44	NEOCHEMICAL, S.A.	100151637297 -- NEOSTEX RESPIRE NR7HA30X5--- NEOSTEX RESPIRE 7% + HA	8	ADECUADO: Ampolla de fácil apertura	8	ADECUADO: Presentación monodosis que evita contaminación cruzada	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura evitando una manipulación innecesaria.	21
	45	SU.PC.SANL.01.10.09.011000 --- B43033	CIRCUITO RESPIRADOR ESTANDARD C/ CONEXIÓN PRESIÓN -CAPNOGRAFÍA / adultos-Tipo de conexión:22f(maquina) - 22m/15f (paciente);Balón:no;							
	45	INTERSURGICAL	100000793514 -- 2151000--- INTERSURGICAL	15	MUY ADECUADO: plegado óptimo que facilita su uso. Material ligero que minimiza la tracción.	15	MUY ADECUADO: tapón de seguridad que viene fijo al puerto por lo que pérdidas accidentales y fugas. Extensible a la medida que se necesite impidiendo desconexión si el paciente se mueve.	10	MUY ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura evitando una manipulación innecesaria. Máxima compactación que facilita el almacenaje	40
	45	MEDTRONIC IBERICA S.A.	100000595817 -- 300/13315--- CIRCUITO RESPIRADOR ESTANDARD C/ CONEXION PRESION-CAPNOGRAFÍA / adultos / DAR	8	ADECUADO:Material ligero que minimiza la tracción.	8	ADECUADO: Extensible a la medida que se necesite impidiendo desconexiones si el paciente se mueve.	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura evitando una manipulación innecesaria.	21

AGRUPACION	LOTE	CLASIFICACIÓN / LICITADOR	DESCRIPCIÓN / CIP — REF. FAB. --- DENOM COMERC	Ptos.Facilidad de Utilización	Ptos.Seguridad	Ptos Etiqueta Y Env.	Etiquetado y envasado	Total Puntos		
	45	VYAIRE MEDICAL	100130744055 -- M1019504--- CIRCUITO PARA VENTILACIÓN DE PACIENTE ADULTO		NO CUMPLE: no trae el codo conector para toma de capnografía					
	46	SU.PC.SANI.01.10.09.000000 --- B44630	CIRCUITO RESPIRADOR ESTANDARD C/ BOLSA-Tipo de conexión:22f(maquina) -22m/15f (paciente);Balón:si;							
	46	INTERSURGICAL	100000594201 -- 2152000--- INTERSURGICAL	15	MUY ADECUADO: plegado óptimo que facilita su uso. Material ligero que minimiza la tracción.	15	MUY ADECUADO: tapón de seguridad que viene fijo al puerto por lo que pérdidas accidentales y fugas. Extensible a la medida que se necesite impidiendo desconexión si el paciente se mueve.	10	MUY ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura evitando una manipulación innecesaria. Máxima compactación que facilita el almacenaje	40
	46	MEDTRONIC IBERICA S.A.	100006363678 -- 300/13330--- CIRCUITO RESPIRADOR ESTANDARD C/ BOLSA / DAR	8	ADECUADO:Material ligero que minimiza la tracción.	8	ADECUADO: Extensible a la medida que se necesite impidiendo desconexiones si el paciente se mueve.	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura evitando una manipulación innecesaria.	21
	47	SU.PC.SANI.01.10.09.000007 --- E26186	CIRCUITO RESPIRADOR ESTANDARD C/ HUMIDIFICADOR Y RESISTENCIA / adultos-Ramal secundario:si;Volumen del balón:[0-2500];Medidas de los conectores:22h-22m;Alma:coarrugada;							

AGRUPACION	LOTE	CLASIFICACIÓN / LICITADOR	DESCRIPCIÓN / CIP — REF. FAB. --- DENOM COMERC	Ptos.Facilidad de Utilización	Ptos.Seguridad	Ptos Etiqueta y Env.	Etiquetado y envasado	Total Puntos		
	47	ENDOOK	100092912215 -- RT380--- ENDOOK	15	MUY ADECUADO: Trae el filtro incorporado y una tubuladura que evita el acúmulo de agua en las trampillas.	15	MUY ADECUADO: minimiza la condensación inspiratoria y expiratoria y los filtros permanecen secos.	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura evitando una manipulación innecesaria.	35
	47	INTERSURGICAL	100151395748 -- 2066310--- INTERSURGICAL	0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura evitando una manipulación innecesaria.	5
	47	MARTÍN VECINO, S.L.	100157596673 -- AMVC1775/128---CIRCUITO VENTILACIÓN CALEFACTADO AQUAVENT®	8	ADECUADO: Trae filtro incorporado	0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura evitando una manipulación innecesaria.	13
	48	SU.PC.SANL01.10.09.200002 --- E74280	CIRCUITO RESPIRADOR TRANSPORTE CON VÁLVULA ESPIRATORIA Y SENSOR-Tipo de conexión:22h-22m/15h;Equipo asociado:Oxilog 3000/ 3000 plus / 200plus;Longitud del tubo:[100-300];Volumen del balón:[0-0];°							

AGRUPACION	LOTE	CLASIFICACIÓN / LICITADOR	DESCRIPCIÓN / CIP — REF. FAB. --- DENOM COMERC	Ptos.Facilidad ad Utiliz	Facilidad de Utilización	Ptos Seguridad	Seguridad	Ptos Etiquetado Y Env.	Etiquetado y envasado	Total Puntos
	48	DRAGER HISPANIA,S.A.U.	100019139729 -- 5703041--- SISTEMA PACIENTE OXYLOG		LA REFERENCIA DE LAS MUESTRAS APORTADAS NO SE CORRESPONDEN CON LA DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA					
	48	INTERSURGICAL	100079010181 -- 2072000--- INTERSURGICAL	8	ADECUADO: el diseño de la tubuladura y accesorios complementarios proporcionan una fácil identificación de cada elemento.	8	ADECUADO: el sistema de cierre firme del tapón evita escapes accidentales	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura evitando una manipulación innecesaria.	21
	48	MARTÍN VECINO, S.L.	100133823157 -- AMVC1871/141---CIRCUITO 1,6M PARA VENTILADORES OXILOG®	8	ADECUADO: el diseño de la tubuladura y accesorios complementarios proporcionan una fácil identificación de cada elemento	0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura evitando una manipulación innecesaria.	13
	49	SU.PC.SANI.01.10.09.200002 --- F60548	CIRCUITO RESPIRADOR TRANSPORTE CON VÁLVULA ESIPIRATORIA Y SENSOR-Tipo de conexión:22 m-22h;Equipo asociado:Vitae 40;Longitud del tubo:[100-300];Volumen del balón:[0-0];							

AGRUPACION	LOTE	CLASIFICACIÓN / LICITADOR	DESCRIPCIÓN / CIP — REF. FAB. --- DENOM COMERC	Ptos.Facilidad de Utilización	Ptos.Seguridad	Seguridad	Ptos Etiqueta y Env.	Etiquetado y envasado	Total Puntos	
	49	HERSILL,S.L.	100138844467 -- 4200892--- Circuito paciente adulto desechable para Vitae 40	8	ADECUADO:conexión acodada que se adapta a la anatomía del paciente	8	ADECUADO: la válvula espiratoria permite que el aire fluya de manera unidireccional	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura evitando una manipulación innecesaria.	21
	50	SU.PC.SANL.01.10.10.210000 --- C25424	FILTRO BACTERIAS-VIRUS CON HUMIDIFICADOR Y TUBO COARRUGADO RECTO-Tamaño:adulto;							
	50	INTERSURGICAL	100000602191 -- 1541011--- INTERSURGICAL	15	MUY ADECUADO: plegado óptimo que facilita su uso. Peso más ligero que proporciona confort al paciente.	15	MUY ADECUADO: tapón de seguridad que viene fijo al puerto por lo que pérdidas accidentales y fugas. Extensible a la medida que se necesite impidiendo desconexión si el paciente se mueve.	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura evitando una manipulación innecesaria.	35
	50	MEDTRONIC IBERICA S.A.	100006360941 -- 352/5855--- FILTRO BACTERIAS-VIRUS CON HUMIDIFICADOR Y TUBO COARRUGADO RECTO /DAR	8	ADECUADO: plegado óptimo que facilita su uso.	8	ADECUADO: Extensible a la medida que se necesite impidiendo desconexión si el paciente se mueve.	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura evitando una manipulación innecesaria.	21

AGRUPACION	LOTE	CLASIFICACIÓN / LICITADOR	DESCRIPCIÓN / CIP — REF. FAB. --- DENOM COMERC	Ptos.Facilidad de Utilización	Ptos.Seguridad	Ptos.Etiquetado y Envasado	Total Puntos
	50	TELEFLEX MEDICAL. S.A.U.	100008831405 -- 19612---	8	ADECUADO: plegado óptimo que facilita su uso.	15	28
	50	VYAIRE MEDICAL	100008253962 -- 557085500--- HMEF 1000/S CON TUBO CON MEMORIA MEMOFLEX	0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	0	5
	51	SU.PC.SANL.01.10.10.212000 --- C24545	FILTRO BACTERIAS-VIRUS CON HUMIDIFICADOR Y TUBO COARRUGADO GIRATORIO-Tamaño:adulto;				
	51	AMEBIL, S.L.	100154224623 -- 038-41-359--- Filtro bacterias-virus con humidificador	8	ADECUADO: plegado óptimo que facilita su uso.	8	21

AGRUPACION	LOTE	CLASIFICACIÓN / LICITADOR	DESCRIPCIÓN / CIP — REF. FAB. --- DENOM COMERC	Ptos.Facilidad de Utilización	Ptos.Seguridad	Ptos. Etiqueta y Env.	Etiquetado y envasado	Total Puntos		
	51	INTERSURGICAL	100000601484 -- 1541015--- INTERSURGICAL	15	MUY ADECUADO: plegado óptimo que facilita su uso. Peso ligero que proporciona confort al paciente.	15	MUY ADECUADO: tapón de seguridad que viene fijo al puerto por lo que pérdidas accidentales y fugas. Extensible a la medida que se necesite impidiendo desconexión si el paciente se mueve.	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura evitando una manipulación innecesaria.	35
	51	MEDTRONIC IBERICA S.A.	100004684214 -- 352/5893--- FILTRO BACTERIAS-VIRUS CON HUMIDIFICADOR Y TUBO COARRUGADO GIRATORIO / DAR	8	ADECUADO: plegado óptimo que facilita su uso.	8	ADECUADO: Extensible a la medida que se necesite impidiendo desconexión si el paciente se mueve.	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura evitando una manipulación innecesaria.	21
	51	TELEFLEX MEDICAL. S.A.U.	100008830192 -- 19061---	15	ADECUADO: plegado óptimo que facilita su uso. Peso ligero que proporciona confort al paciente.	15	ADECUADO: Extensible a la medida que se necesite impidiendo desconexión si el paciente se mueve. Tapón a rosca para puerto de capnografía de fácil manejo.	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura evitando una manipulación innecesaria.	35

AGRUPACION	LOTE	CLASIFICACIÓN / LICITADOR	DESCRIPCIÓN / CIP — REF. FAB. --- DENOM COMERC	Ptos.Facilidad de Utilización	Ptos.Seguridad	Seguridad	Ptos Etiqueta y Env.	Etiquetado y envasado	Total Puntos	
	51	VYAIRE MEDICAL	100008779772 -- M1087562--- FILTRO HUMIDIFICADOR HMEF 750/S	8	ADECUADO: plegado óptimo que facilita su uso.	8	ADECUADO: Extensible a la medida que se necesite impidiendo desconexión si el paciente se mueve.	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura evitando una manipulación innecesaria.	21
	52	SU.PC.SANL.01.10.12.100000 --- B73801	CAPNOGRAFIA: SONDA NASAL-Conexión distal:luer-lock;Longitud de la alargadera:[0-300);							
	52	INTERSURGICAL	100143736986 -- 1144002-0--- INTERSURGICAL	0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura evitando una manipulación innecesaria.	5
	52	MASIMO EUROPE LIMITED	100157449597 -- 3811---TUBO DE MUESTREO NOMOLINE ADULTO NASAL/ORAL CON O2 Y CONECTOR LUER	0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura evitando una manipulación innecesaria.	5

AGRUPACION	LOTE	CLASIFICACIÓN / LICITADOR	DESCRIPCIÓN / CIP — REF. FAB. --- DENOM COMERC	Ptos.Facilidad de Utilización	Ptos.Seguridad	Ptos.Etiquetado y envasado	Total Puntos	
	52	MBA INCORPORADO	100112652604 -- 4707---SALTER	15	MUY ADECUADO: Aporta conexión adicional. Alargadera incorporada que facilita su uso.	8	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura evitando una manipulación innecesaria.	28
	52	MEDTRONIC IBERICA S.A.	100154156535 -- MLANO---CAPNOGRAFIA: SONDA NASAL / MICROSTREAM	8	ADECUADO: Alargadera incorporada que facilita su uso.	0	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura evitando una manipulación innecesaria.	13
	52	OXIGEM	100157616089 -- 62850L---BESMED	0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	0	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura evitando una manipulación innecesaria.	5
	52	VYAIR MEDICAL	100008253760 -- 878034---LINEA DE MUESTREO DE GAS		NO CUMPLE: el artículo presentado no proporciona los requisitos básicos para su uso.			

AGRUPACION	LOTE	CLASIFICACIÓN / LICITADOR	DESCRIPCIÓN / CIP — REF. FAB. --- DENOM COMERC	Ptos.Facilidad de Utilización	Ptos.Seguridad	Seguridad	Ptos Etiqueta. Y Env.	Etiquetado y envasado	Total Puntos
	53	SU.PC.SANL.01.10.12.100003 --- C47607	CAPNOGRAFIA Y : SONDA NASAL / adulto-Conexión distal:otra;Longitud de la alargadera:[0-300];						
	53	AMEBIL, S.L.	100154224926 -- 032-10-125--- Capnografía y sonda nasal / adulto	0	0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura evitando una manipulación innecesaria.	5
	53	MASIMO EUROPE LIMITED	100157450003 -- 4459--- NomoLine-O LH Cánula Adulto Nasal/Oral CO2 con aporte de oxígeno, 2m	0	0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura evitando una manipulación innecesaria.	5
	53	MEDTRONIC IBERICA S.A.	100151556370 -- MVABO--- CAPNOGRAFIA Y : SONDA NASAL / adulto / MICROSTREAM	15	15	MUY ADECUADO: la sonda nasal lleva incorporado un mordedor para pruebas endoscópicas. Presenta toma de capnografía oral.	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura evitando una manipulación innecesaria.	35

AGRUPACION	LOTE	CLASIFICACIÓN / LICITADOR	DESCRIPCIÓN / CIP — REF. FAB. --- DENOM COMERC	Ptos.Facilidad de Utiliz	Facilidad de Utilización	Ptos Seguridad	Seguridad	Ptos Etiquetado y envasado	Etiquetado y envasado	Total Puntos
	53	OXIGEM	100157616483 -- 62810L---OXIGEM	0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura evitando una manipulación innecesaria.	5
	53	VYAIR MEDICAL	100023137814 -- 2013066-001---GAFAS NASALES CAPNOFLEX PARA MONITORIZACIÓN DE CO2 END TIDAL	0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura evitando una manipulación innecesaria.	5
	54	SU.PC.SANI.01.10.12.200000 --- E65049	SENSOR CO2 Y FLUJO PARA MONITOR-Tamaño del sensor:Adulto;							
	54	INTERSURGICAL	100074449614 -- 2740003---INTERSURGICAL	8	ADECUADO: presenta dos líneas unidas para la medición de la mecánica pulmonar.	8	ADECUADO: Espacio muerto sensor: 9.5 ml	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura evitando una manipulación innecesaria.	21
	55	SU.PC.SANI.01.10.15.215000 --- C25631	FILTRO PARA ESPIROGRAFO-Diámetro del filtro:[30-30];							

AGRUPACION	LOTE	CLASIFICACIÓN / LICITADOR	DESCRIPCIÓN / CIP — REF. FAB. --- DENOM COMERC	Ptos.Facilidad de Utilización	Ptos Seguridad	Ptos Etiquetado y envasado	Total Puntos
	55	AB MEDICA GROUP, S.A.	100154655878 -- 9984007---MEDBAR	8	ADECUADO: boquilla fija y rígida con forma ovalada no permitiendo más opciones para el paciente.	ADECUADO: Conexión segura y rígida que evita la desconexión durante el proceso.	21
	55	HOSPITAL HISPANIA, S.L.	100011387928 -- 1121/100---Filtro de bacterias/virus Neumofilt	8	ADECUADO:boquilla fija y rígida con forma ovalada no permitiendo más opciones para el paciente.	ADECUADO:Conexión segura y rígida que evita la desconexión durante el proceso.	21
	55	INTERSURGICAL	100098423070 -- 1691050---INTERSURGICAL	15	MUY ADECUADO: boquilla removible con forma ovalada que al retirarla deja una forma redonda que permite elegir la forma más cómoda con un sellado óptimo.	MUY ADECUADO:Conexión segura y rígida que evita la desconexión durante el proceso. Incluye pinza nasal con resorte que evita las fugas y optimiza la realización de la prueba	35

AGRUPACION	LOTE	CLASIFICACIÓN / LICITADOR	DESCRIPCIÓN / CIP — REF. FAB. --- DENOM COMERC	Ptos.Facilidad de Utilización	Ptos Seguridad	Seguridad	Ptos Etiquetado y envasado	Total Puntos		
	55	MARTÍN VECINO, S.L.	100133825076 -- 2800/21--- FILTRO ESPIROMETRIA SPIROGUARD CON BOQUILLA	8	ADECUADO:boquilla fija y rígida con forma ovalada no permitiendo más opciones para el paciente.	8	ADECUADO:Conexión segura y rígida que evita la desconexión durante el proceso.	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura evitando una manipulación innecesaria.	21
	55	SANROSAN, S.A.	100127513211 -- 30886---FILTRO ANTIBA/ANTIV. OVAL PARA JAEGER (CAJA 100 UNDS.)	8	ADECUADO:boquilla fija y rígida con forma ovalada no permitiendo más opciones para el paciente.	8	ADECUADO:Conexión segura y rígida que evita la desconexión durante el proceso.	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura evitando una manipulación innecesaria.	21
	56	SU.PC.SANL.01.10.20.001000 --- B40767	ELECTRODO DE MONITORIZACIÓN CORTA/ adultos-Tamaño:adulto;Radiotransparente:no;TIPO DE CONEXIÓN ELECTRODO:corchete;							
	56	AB MEDICA GROUP, S.A.	100130113385 -- 9983026---LESSA	0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura evitando una manipulación innecesaria.	5

AGRUPACION	LOTE	CLASIFICACIÓN / LICITADOR	DESCRIPCIÓN / CIP — REF. FAB. --- DENOM COMERC	Ptos.Facilidad ad Utiliz	Facilidad de Utilización	Ptos Seguridad	Seguridad	Ptos Etiquet. Y Env.	Etiquetado y envasado	Total Puntos
	56	Alay Productos Clínicos,S.A.	100131423519 -- FSRG1---SKINTACT Electrodo monitorización corta adulto	0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura evitando una manipulación innecesaria.	5
	56	CARDINAL HEALTH	100000775734 -- 31050522---200 MEDI-TRACE 100/PK 1000/CA	8	ADECUADO: El gel conductor tiene una óptima adherencia a la piel	8	ADECUADO:las propiedades del gel conductor garantiza una óptima transmisión de la lectura	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura evitando una manipulación innecesaria.	21
	56	FIRMA AMBU S.L.	100023143774 -- WS-00-S/50---Ambu® WhiteSensor WS Electrodo desechable para ECG	15	MUY ADECUADO: El gel conductor tiene una óptima adherencia a la piel. El adhesivo permite una retirada atraumática.	8	ADECUADO:las propiedades del gel conductor garantiza una óptima transmisión de la lectura	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura evitando una manipulación innecesaria.	28
	56	GARRIC MEDICA, S.L.	100143867404 -- SF10---ELECTRODO ECG CORCHETE ADULTO "UNIDIX"	0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura evitando una manipulación innecesaria.	5

AGRUPACION	LOTE	CLASIFICACIÓN / LICITADOR	DESCRIPCIÓN / CIP — REF. FAB. --- DENOM COMERC	Ptos.Facilidad de Utilización	PtosSeguridad	Ptos Etiquetado y envasado	Total Puntos			
	56	INTERSURGICAL	100030189442 -- TT716---BIO-PROTECH	8	ADECUADO: El gel conductor tiene una óptima adherencia a la piel	8	ADECUADO:las propiedades del gel conductor garantiza una óptima transmisión de la lectura	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura evitando una manipulación innecesaria.	21
	57	SU.PC.SANL.01.10.20.200004 --- B44865	ELECTRODO DIAGNOSTICO P / EKG / adulto-Tamaño:adulto;Radiotransparente:no;TIPO DE CONEXIÓN ELECTRODO:banana;							
	57	AB MEDICA GROUP, S.A.	100153865898 -- 9983217---LESSA	0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura evitando una manipulación innecesaria.	5
	57	CARDINAL HEALTH	100006362860 -- 31.1914.21---31.1914.21 H914SG ECG ELDIAGF 448X34MMX30	8	ADECUADO: El gel conductor tiene una óptima adherencia a la piel	8	ADECUADO:las propiedades del gel conductor garantiza una óptima transmisión de la lectura	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura evitando una manipulación innecesaria.	21

AGRUPACION	LOTE	CLASIFICACIÓN / LICITADOR	DESCRIPCIÓN / CIP — REF. FAB. --- DENOM COMERC	Ptos.Facilidad de Utilización	Ptos Seguridad	Seguridad	Ptos Etiquetado y envasado	Total Puntos		
	57	FIRMA AMBU S.L.	100000807565 -- SU-00-A/60--- Ambu®BlueSensor SU Electrodo desechable para ECG	15	MUY ADECUADO: El gel conductor tiene una óptima adherencia a la piel. El adhesivo permite una retirada atraumática.	8	ADECUADO:las propiedades del gel conductor garantiza una óptima transmisión de la lectura	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura evitando una manipulación innecesaria.	28
	58	SU.PC.SANL.01.10.20.200004 --- C25661	ELECTRODO DIAGNÓSTICO P / EKG / adulto-Tamaño:adulto;Radiotransparente:si;TIPO DE CONEXIÓN ELECTRODO:lengüeta;							
	58	AB MEDICA GROUP, S.A.	100120252975 -- 9983240---LESSA	0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura evitando una manipulación innecesaria.	5
	58	Alay Productos Clínicos,S.A.	100120402899 -- RT-38--- SKINTACT Electrodo ECG Adulto con lengüeta SKINTACT Electrodo	0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	0	BÁSICO: La referencia presenta las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ninguna ventaja adicional.	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura evitando una manipulación innecesaria.	5

AGRUPACION	LOTE	CLASIFICACIÓN / LICITADOR	DESCRIPCIÓN / CIP — REF. FAB. --- DENOM COMERC	Ptos.Facilidad de Utilización	Ptos.Seguridad	Ptos.Etiquetado y envasado	Total Puntos
	58	CARDINAL HEALTH	100000779471 -- 31433538---Q-TRACE 5400 DIAGNOSTIC TAB ELECTRODE	8	ADECUADO: El gel conductor tiene una óptima adherencia a la piel	ADECUADO: las propiedades del gel conductor garantiza una óptima transmisión de la lectura	21
	58	FIRMA AMBU S.L.	100007560962 -- 0315M---Ambu® WhiteSensor 0315M Electrodo desechable para ECG	15	MUY ADECUADO: El gel conductor tiene una óptima adherencia a la piel. El adhesivo permite una retirada atraumática.	ADECUADO: las propiedades del gel conductor garantiza una óptima transmisión de la lectura	28
	58	INTERSURGICAL	100069292412 -- TPT2334---BIO-PROTECH	8	ADECUADO: El gel conductor tiene una óptima adherencia a la piel	ADECUADO: las propiedades del gel conductor garantiza una óptima transmisión de la lectura	21
	59	SU.PC.SANI.01.10.20.501000 --- D45472	ELECTRODO DESFIBRILACIÓN TRANSCUTÁNEA C/CABLE-Equipo compatible:Desfibriladores Philips;				

AGRUPACION	LOTE	CLASIFICACIÓN / LICITADOR	DESCRIPCIÓN / CIP — REF. FAB. --- DENOM COMERC	Ptos.Facilidad ad Utiliz	Facilidad de Utilización	Ptos Seguridad	Seguridad	Ptos Etiquet. Y Env.	Etiquetado y envasado	Total Puntos
	59	AB MEDICA GROUP, S.A.	100007558941 -- 9983500---LESSA	8	ADECUADO: Electrodo con buena adherencia a la piel	15	MUY ADECUADO:el área activa de cada electrodo es óptima y presenta alta calidad del gel adhesivo de baja impedancia conductiva	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura evitando una manipulación innecesaria.	28
	59	Alay Productos Clínicos,S.A.	100147166620 -- DF27N---Desfibr. Phillips Hearstart	8	ADECUADO: Electrodo con buena adherencia a la piel	15	MUY ADECUADO:el área activa de cada electrodo es óptima y presenta alta calidad del gel adhesivo de baja impedancia conductiva	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura evitando una manipulación innecesaria.	28
	59	ENDOOK	100156055719 -- F 7950---ENDOOK	8	ADECUADO: Electrodo con buena adherencia a la piel	15	MUY ADECUADO:el área activa de cada electrodo es óptima y presenta alta calidad del gel adhesivo de baja impedancia conductiva	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura evitando una manipulación innecesaria.	28
	59	Kluter Medical S.L.	100118922930 -- F7950---Electrodo desfibrilación desechable	8	ADECUADO: Electrodo con buena adherencia a la piel	15	MUY ADECUADO:el área activa de cada electrodo es óptima y presenta alta calidad del gel adhesivo de baja impedancia conductiva	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura evitando una manipulación innecesaria.	28

AGRUPACION	LOTE	CLASIFICACIÓN / LICITADOR	DESCRIPCIÓN / CIP — REF. FAB. --- DENOM COMERC	Ptos.Facilidad de Utilización	Ptos.Seguridad	Ptos.Etiquetado y envasado	Total Puntos			
	60	SU.PC.SANL.01.10.20.501000 --- D56083	ELECTRODO DESFIBRILACIÓN TRANSCUTÁNEA C/CABLE-Equipo compatible:medtronic physiocontrol lifepak 9/10/12/500 y quick combo;							
	60	AB MEDICA GROUP, S.A.	100007558547 -- 9983504---LESSA	8	ADECUADO: Electrodo con buena adherencia a la piel	15	MUY ADECUADO:el área activa de cada electrodo es óptima y presenta alta calidad del gel adhesivo de baja impedancia conductiva	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura evitando una manipulación innecesaria.	28
	60	Alay Productos Clínicos,S.A.	100157276348 -- DF20N---SKINTACT Electrodo Desfibr. Phillips Hearstart	8	ADECUADO: Electrodo con buena adherencia a la piel	15	MUY ADECUADO:el área activa de cada electrodo es óptima y presenta alta calidad del gel adhesivo de baja impedancia conductiva	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura evitando una manipulación innecesaria.	28
	60	CARDINAL HEALTH	100008841406 -- 22550R---CADENCE PHYSIO QC ADULT RTS	15	MUY ADECUADO: Electrodo con buena adherencia a la piel y tamaño adecuado.	15	MUY ADECUADO:el área activa de cada electrodo es óptima y presenta alta calidad del gel adhesivo de baja impedancia conductiva	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura evitando una manipulación innecesaria.	35

AGRUPACION	LOTE	CLASIFICACIÓN / LICITADOR	DESCRIPCIÓN / CIP — REF. FAB. --- DENOM COMERC	Ptos.Facilidad de Utilización	Ptos.Seguridad	Ptos.Etiquetado y envasado	Total Puntos
	60	ENDOOK	100090059590 -- F7952.--- ENDOOK	8	ADECUADO: Electrodo con buena adherencia a la piel	MUY ADECUADO:el área activa de cada electrodo es óptima y presenta alta calidad del gel adhesivo de baja impedancia conductiva	28
	60	Kluter Medical S.L.	100119333487 -- F7952---Electrodo desfibrilación desechable	8	ADECUADO: Electrodo con buena adherencia a la piel	MUY ADECUADO:el área activa de cada electrodo es óptima y presenta alta calidad del gel adhesivo de baja impedancia conductiva	28
	60	STRYKER IBERIA	100019858680 -- 11996-000091--- ELECTRODE-EDGE,ADULT,QC STD,INTL	15	MUY ADECUADO: Electrodo con buena adherencia a la piel y tamaño adecuado.	MUY ADECUADO:el área activa de cada electrodo es óptima y presenta alta calidad del gel adhesivo de baja impedancia conductiva	35
	61	SU.PC.SANI.01.10.20.501000 --- F01154	ELECTRODO DESFIBRILACIÓN TRANSCUTÁNEA C/CABLE-Equipo compatible:MINDRAY BENEHEART D3, D6;				

AGRUPACION	LOTE	CLASIFICACIÓN / LICITADOR	DESCRIPCIÓN / CIP — REF. FAB. --- DENOM COMERC	Ptos.Facilidad de Utilización	Ptos.Seguridad	Ptos.Etiquetado y envasado	Total Puntos
	61	AB MEDICA GROUP, S.A.	100007558547 -- 9983504---LESSA	8	ADECUADO: Electrodo con buena adherencia a la piel	15	28
	61	ENDOOK	100157445759 -- F7952C---ENDOOK	8	ADECUADO: Electrodo con buena adherencia a la piel	15	28
	61	Kluter Medical S.L.	100119342872 -- F7752---Electrodo desfibrilación desechable	8	ADECUADO: Electrodo con buena adherencia a la piel	15	28
	62	SU.PC.SANI.01.10.20.501000 --- F22786	ELECTRODO DESFIBRILACIÓN TRANSCUTÁNEA C/CABLE-Equipo compatible:nihon kohden;				

AGRUPACION	LOTE	CLASIFICACIÓN / LICITADOR	DESCRIPCIÓN / CIP — REF. FAB. --- DENOM COMERC	Ptos.Facilidad de Utilización	Ptos.Seguridad	Ptos. Etiqueta y Env.	Etiquetado y envasado	Total Puntos		
	62	AB MEDICA GROUP, S.A.	100007557931 -- 9983510---LESSA	8	ADECUADO: Electrodo con buena adherencia a la piel	15	MUY ADECUADO:el área activa de cada electrodo es óptima y presenta alta calidad del gel adhesivo de baja impedancia conductiva	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura evitando una manipulación innecesaria.	28
	62	ENDOOK	100157446365 -- F7955C---ENDOOK	8	ADECUADO: Electrodo con buena adherencia a la piel	15	MUY ADECUADO:el área activa de cada electrodo es óptima y presenta alta calidad del gel adhesivo de baja impedancia conductiva	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura evitando una manipulación innecesaria.	28
	62	Kluter Medical S.L.	100119333184 -- F7755---Electrodo desfibrilación desechable	8	ADECUADO: Electrodo con buena adherencia a la piel	15	MUY ADECUADO:el área activa de cada electrodo es óptima y presenta alta calidad del gel adhesivo de baja impedancia conductiva	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura evitando una manipulación innecesaria.	28
	62	NIHON KOHDEN IBERICA, S.L.	100116023150 -- P-740K---ELECTRODO DESFIBRILACION TRANSCUTANEA C/CABLE	15	MUY ADECUADO: Electrodo con buena adherencia a la piel y está indicado tanto para adultos como pacientes pediátricos	15	MUY ADECUADO:el área activa de cada electrodo es óptima y presenta alta calidad del gel adhesivo de baja impedancia conductiva	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura evitando una manipulación innecesaria.	35

AGRUPACION	LOTE	CLASIFICACIÓN / LICITADOR	DESCRIPCIÓN / CIP — REF. FAB. --- DENOM COMERC	Ptos.Facilidad Utiliz	Facilidad de Utilización	Ptos Seguridad	Seguridad	Ptos Etiquet. Y Env.	Etiquetado y envasado	Total Puntos
	63	SU.PC.SANL.01.10.21.000004 --- E85294	EQ. MONITORIZAR PRESIONES 1 LINEA 1 MEMBRANA / pediátrico-GC							
	63	SIN OFERTAS PRESENTADAS								
	64	SU.PC.SANL.01.10.21.005000 --- E38941	EQ. MONITORIZAR PRESIONES 1 LINEA 1 TRANSDUCTOR-LONGITUD DE LA LINEA:(140.0-160.0);							
	64	Edwards Lifesciences, S.L.	100134313804 -- PX260---Edwards-Truwave Equipo monitorización de presiones Truwave	8	ADECUADO: sistema de fácil purgado	15	MUY ADECUADO: aporta puerto de test de comprobación de funcionamiento y calibrado y etiquetas identificativas para distinguir vías	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura evitando una manipulación innecesaria.	28
	65	SU.PC.SANL.01.10.21.110000 --- E88477	MANGUITO PRESIÓN NO INVASIVA / adultos-LONGITUD TOTAL DEL MANGUITO:(36-50);TUBOS:[2-2];ANCHO DE MANGUITO:(14-18);							
	65	ENDOOK	100090939487 -- ECOCUFF-11---ENDOOK	8	ADECUADO: tejido que permite adaptar el cierre a distintos grosores del brazo	8	ADECUADO: Buena fijación con velcro que evita deslizamientos o despegue del brazalete	5	ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura evitando una manipulación innecesaria.	21

AGRUPACION	LOTE	CLASIFICACIÓN / LICITADOR	DESCRIPCIÓN / CIP — REF. FAB. --- DENOM COMERC	Ptos.Facilidad de Utilización	Ptos.Seguridad	Ptos.Etiquetado y envasado	Total Puntos
	66	SU.PC.SANL.01.10.21.400000 --- F38650	SENSOR DE GASTO CARDIACO-Traductor presión incorporado:Si;Linea de presión arterial:Si;Extractor de sangre:No;				
	66	Edwards Lifesciences, S.L.	100031176513 -- MHD8R5 --- Edwards-Flotrac, Sensor de gasto cardiaco	8	ADECUADO: sistema de fácil purgado	15	28
	67	SU.PC.SANL.01.10.99.050000 --- D95308	CARTUCHO CAL SODADA-Eq. compatible:ge modelos aesprires5100, aliseo, avance y aisys;				
	67	INTERSURGICAL	100024380860 -- 2198000---INTERSURGICAL	8	ADECUADO:Contenedor de plástico transparente en forma de jarra	8	21
	67	TECNOMEDICA ANDALUZA SCA	100157586379 -- 2105489/003---Absorbente de CO2 AMSORB PLUSR G-CANR	8	ADECUADO: Contenedor de plástico transparente en forma de jarra	8	21

AGRUPACION	LOTE	CLASIFICACIÓN / LICITADOR	DESCRIPCIÓN / CIP — REF. FAB. --- DENOM COMERC	Ptos.Facilidad de Utilización	Ptos.Seguridad	Ptos.Etiquetado y envasado	Total Puntos	
	67	VYAIRE MEDICAL	100008773015 -- 8003138--- CANISTER DESECHABLE MULTIABSORVER	8	ADECUADO: Contenedor de plástico transparente en forma de jarra	8 ADECUADO: Doble filtro superior e inferior	5 ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura evitando una manipulación innecesaria.	21
	68	SU.PC.SANL.01.10.99.100003 --- F36757	AGUA ESTÉRIL APIRÓGENA-VOLUMEN:(500-1000];TIPO DE TAPÓN:Torsión;					
	68	FRESENIUS KABI	100131442905 -- Ref. 102167--- Agua para irrigación 1000ml (Labesfal)	15	MUY ADECUADO: tapón por torsión de fácil apertura y formato ergonómico del envase	8 ADECUADO: el recipiente presenta escala graduada imborrable.	5 ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura evitando una manipulación innecesaria.	28
	69	SU.PC.SANL.01.10.99.100006 --- D78112	RESERVORIO AGUA ESTÉRIL PARA HUMIDIFICACIÓN C/ conector-VOLUMEN:[500-1000);					
	69	Medline International Iberia S.L.U.	100010919900 -- 400640--- Medline	15	MUY ADECUADO: tapón por torsión de fácil acoplamiento a las diferentes conexiones.	8 ADECUADO: Recipiente con buena consistencia que impide deformaciones en su manipulación.	5 ADECUADO: El diseño del empaquetado facilita su apertura evitando una manipulación innecesaria.	28

A efectos de eventuales aclaraciones posteriores a este informe que pudiese solicitar el Órgano de Contratación, los miembros de esta Comisión Técnica delegan la realización de las mismas en D^a Maria del Carmen Santos Millán.

Y no habiendo más documentación a valorar ni asuntos que informar, se extiende el presente Informe que firman los componentes de la Comisión Técnica indicados anteriormente en la fecha de la firma.

Belén Muñoz Bañón

Jefe de bloque de RR.MM.- Hospital Punta Europa de Algeciras- AGSCG-O

Eva Escuer Poveda

Supervisora RR. MM.- AGSNC

Juan Manuel Caparrós García

Enfermero Adjunto a la Dirección de Cuidados de Enfermería del Distrito Bahía de Cádiz – La Janda

Maria Paz Rodríguez Sánchez

Supervisora RR. MM.- Complejo Hospitalario HPMAR-HSCARLOS

M^a Carmen Santos Millán Enfermera Coordinadora
Coordinadora Provincial RR.MM. .- Central de Compras Prov. Cádiz.