

A C T A

MESA DE CONTRATACIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL INFORME TÉCNICO DE VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEPENDIENTES DE UN JUICIO DE VALOR Y ACTO DE APERTURA DEL SOBRE NÚM. 3 PARA SU VALORACIÓN CONFORME A CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN AUTOMÁTICOS DEL EXPEDIENTE NÚM. 12/23 (EXPTE: 337/2023).

En Córdoba, siendo las once horas del día 12 de julio de 2023, se reúne la Mesa de Contratación del Hospital Universitario Reina Sofía, centro donde está ubicada la Central Provincial de Compras de Córdoba, con la asistencia de las personas que a continuación se citan, para proceder a la aprobación del Informe Técnico de valoración de los criterios de adjudicación dependientes de un juicio de valor, así como para la apertura del sobre electrónico núm. 3 que contiene la documentación para su valoración conforme a criterios de adjudicación automáticos de las empresas licitadoras del expediente núm. 337/2023, para la contratación del ACUERDO MARCO CON UNA UNICA EMPRESA PARA EL SUMINISTRO, DE TRACTO SUCESIVO Y PRECIOS UNITARIOS, DE MATERIAL ESPECIFICO PARA NEUROLOGIA, NEUROCIRUGIA Y NEUROFISIOLOGIA (SUBGRUPO 01.15 DEL CATÁLOGO S.A.S.), CON DISPONIBILIDAD DE USO DE DETERMINADO EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA LA UTILIZACIÓN DEL MATERIAL, CON DESTINO A LOS CENTROS QUE INTEGRAN LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE CÓRDOBA. (PAAM 12/23)

PRESIDENTA

D^a. Amparo Simón Valero
Directora Económica Administrativa y de la C.P.C.C.

VOCALES

D. Javier I. Corral Martín
Letrado Jefe de la Asesoría Jurídica Provincial del S.A.S.

D. Pedro Manuel Serrano Jurado
Interventor Provincial Adjunto

D^a María Luisa García Alijo
Subdirectora de Contratación Administrativa HURS

SECRETARIA

D^a Carmen Muñoz Díaz
Técnico de Función Administrativa

Constituida la Mesa de Contratación, se procede, en primer lugar, a aprobar, por unanimidad, el acta de la sesión del pasado 23 de mayo de 2023, en la que se acordó solicitar informe técnico de valoración de los criterios de adjudicación no automáticos.

Código:	6hWMS863PFIRMAgIg1+lgPw3kgUjHo	Fecha	21/07/2023
Firmado Por	MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	1/20



A continuación, a la vista de las personas licitadoras que participan en este procedimiento, la Secretaria de la Mesa procede a preguntar expresamente si algún miembro de la misma, se encuentra en alguna situación susceptible de generar un conflicto de intereses, dejando constancia en acta que cada uno de los miembros asistentes a la Mesa de Contratación, manifiesta la ausencia de conflicto de intereses en la presente licitación, de acuerdo al artículo 64 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Posteriormente, la Mesa de Contratación procede al examen del informe técnico emitido por la Comisión Técnica encargada de la valoración de los criterios dependientes de un juicio de valor, acordándose su aprobación por unanimidad, según Anexo adjunto a la presente acta.

Quedan **admitidas**, al superar el umbral mínimo exigible de criterios de adjudicación dependientes de juicio de valor, en algunos de los lotes ofertados y, por tanto, pueden continuar en el proceso de valoración de los criterios de adjudicación automáticos, las empresas licitadoras relacionadas a continuación:

1. ALMEVAN SL
2. FIRMA AMBU SL
3. GVB-SPES ESPO SOCIEDAD LIMITADA
4. MEDTRONIC IBERICA SA
5. PRIM, S.A.
6. SH MEDICAL SALUD Y SERVICIOS IBERICA, SL
7. SUMINISTROS HOSPITALARIOS SA

A continuación, se procede a la apertura del sobre núm. 3 que contiene la documentación evaluable conforme a criterios automáticos. Tras la calificación de la misma, la mesa de contratación acuerda por unanimidad admitir a las empresas relacionadas a continuación por tener la documentación correcta:

1. FIRMA AMBU SL
2. GVB-SPES ESPO SOCIEDAD LIMITADA
3. MEDTRONIC IBERICA SA
4. PRIM, S.A.

Asimismo, la mesa de contratación acuerda por unanimidad, solicitar subsanación de la documentación aportada en el sobre nº 3 de acuerdo a la cláusula 6.4.2 del PCAP, a las siguientes empresas:

- **ALMEVAN SL**

- *Aportación de Declaración Responsable de la adecuación de los bienes objeto del suministro al cumplimiento de las disposiciones específicas en materia de seguridad y salud, según **Anexo VIII** del PCAP. (Documentación firmada electrónicamente (con firma digital válida) por la persona con poder de representación de la empresa licitadora)*

- *Aportación de Declaración responsable en materia de prevención de riesgos laborales y coordinación de actividades empresariales, según modelos **Anexos IX y IX BIS** del PCAP. (Documentación firmada electrónicamente (con firma digital válida) por la persona con poder de representación de la empresa licitadora)*

Código:	6hwMS863PFIRMAgIg1+lgPw3kgUjHo	Fecha	21/07/2023	
Firmado Por	MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO			
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	2/20	

- Aportación de Declaración Responsable conforme al **Anexo X** del PCAP, asumiendo el compromiso, en caso de resultar persona adjudicataria, de cumplir las condiciones especiales de ejecución que se recogen en el presente pliego y de aquellas que se establezcan en el apartado 24 del cuadro resumen. (Documentación firmada electrónicamente (con firma digital válida) por la persona con poder de representación de la empresa licitadora).

- SH MEDICAL SALUD Y SERVICIOS IBERICA, SL

- Aportación de Declaración Responsable de la adecuación de los bienes objeto del suministro al cumplimiento de las disposiciones específicas en materia de seguridad y salud, según **Anexo VIII** del PCAP. (Documentación firmada electrónicamente (con firma digital válida) por la persona con poder de representación de la empresa licitadora)

- Aportación de Declaración responsable en materia de prevención de riesgos laborales y coordinación de actividades empresariales, según modelos **Anexos IX y IX BIS** del PCAP. (Documentación firmada electrónicamente (con firma digital válida) por la persona con poder de representación de la empresa licitadora)

- Aportación de Declaración Responsable conforme al **Anexo X** del PCAP, asumiendo el compromiso, en caso de resultar persona adjudicataria, de cumplir las condiciones especiales de ejecución que se recogen en el presente pliego y de aquellas que se establezcan en el apartado 24 del cuadro resumen. (Documentación firmada electrónicamente (con firma digital válida) por la persona con poder de representación de la empresa licitadora).

- SUMINISTROS HOSPITALARIOS SA

- Aportación de Declaración Responsable de la adecuación de los bienes objeto del suministro al cumplimiento de las disposiciones específicas en materia de seguridad y salud, según **Anexo VIII** del PCAP. (Documentación firmada electrónicamente (con firma digital válida) por la persona con poder de representación de la empresa licitadora)

- Aportación de Declaración responsable en materia de prevención de riesgos laborales y coordinación de actividades empresariales, según modelos **Anexos IX y IX BIS** del PCAP. (Documentación firmada electrónicamente (con firma digital válida) por la persona con poder de representación de la empresa licitadora)

- Aportación de Declaración Responsable conforme al **Anexo X** del PCAP, asumiendo el compromiso, en caso de resultar persona adjudicataria, de cumplir las condiciones especiales de ejecución que se recogen en el presente pliego y de aquellas que se establezcan en el apartado 24 del cuadro resumen.

Código:	6hWMS863PFIRMAgIgl+lgPw3kgUjHo	Fecha	21/07/2023	
Firmado Por	MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO			
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	3/20	

(Documentación firmada electrónicamente (con firma digital válida) por la persona con poder de representación de la empresa licitadora).

Finalmente, no habiendo más asuntos que tratar, la Presidenta de la Mesa levanta la sesión a las once horas y cincuenta minutos del día indicado al principio del acta.

De todo lo anterior, yo, la Secretaria, doy fe.

Vº Bº
LA PRESIDENTA,

LA SECRETARIA,

MUÑOZ DIAZ
CARMEN -
44364793R

Código:	6hWMS863PFIRMAgIg1+lgPw3kgUjHo	Fecha	21/07/2023
Firmado Por	MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	4/20



INFORME TECNICO

CPC: CÓRDOBA

OBJETO DEL

CONTRATO: ACUERDO MARCO CON UNA UNICA EMPRESA PARA EL SUMINISTRO, DE TRACTO SUCESIVO Y PRECIOS UNITARIOS, DE MATERIAL ESPECIFICO PARA NEUROLOGIA, NEUROCIRUGIA Y NEUROFISIOLOGIA (SUBGRUPO 01.15 DEL CATÁLOGO S.A.S.), CON DISPONIBILIDAD DE USO DE DETERMINADO EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA LA UTILIZACIÓN DEL MATERIAL, CON DESTINO A LOS CENTROS QUE INTEGRAN LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE CÓRDOBA. (PAAM 12/23)

Nº de expediente: 337/2023 (PAAM 12/23)

Agrupación	Nº Lote	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIONGC	DISPONIBILIDAD DE USO DE EQUIPAMIENTO	PRESCRIPCIONES TÉCNICAS	UDS	PRECIO UNITARIO C/IVA	IVA	PRECIO UNITARIO S/IVA	PROVEEDOR	VAR	REF.	INF TECNICO	PUNTUA CION
1	1	SU.PC.SANI.01.15.10.000002	C23425	PERFORADOR PARA CRANEOTOMO PEDIATRICO-DIAMETRO :[9-9];			7	127,050000	21 %	105,000000	MEDTRONIC IBÉRICA, S.A.		CIP: 10012571323 9 REF: DM0008FAA	Oferta muy buena, cumple características técnicas solicitadas y presenta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización el perforador presenta un diámetro mayor que la oferta de PRIM, lo que hace mas difícil su manejo. Seguridad de uso y resultados el mayor tamaño del cuerpo del perforador en comparación con la oferta de PRIM hace que la visibilidad sobre el trepano que se esta realizando no sea buena y además la parte que conecta con el motor es de plástico a diferencia de la oferta de PRIM que es metálica por lo que su seguridad puede verse comprometida. Rendimiento y eficacia son adecuados cumple con el fin al que van destinados.	40
1	1	SU.PC.SANI.01.15.10.000002	C23425	PERFORADOR PARA CRANEOTOMO PEDIATRICO-DIAMETRO :[9-9];			7	127,050000	21 %	105,000000	PRIM, S.A.		CIP: 10001353986 4 REF: 261223	Oferta muy buena, cumple características técnicas solicitadas y presenta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización el perforador presenta un perfil bajo y manejable con un diámetro y/o longitud mas corto que la oferta de SH MEDICAL y mas estrecho que la oferta de medtronic lo que hace mas fácil su manejo. Seguridad de uso y resultados el menor tamaño del cuerpo del perforador en comparación con la oferta de Medtronic hace que mejore la visibilidad sobre el trepano que se esta realizando por lo que mejora la seguridad de uso, también la parte que conecta con el motor es metálica a diferencia de la oferta de medtronic que es plástico que hace menor probable su ruptura. Además este perforador es mas ligero en comparación con la oferta de SH medical lo que mejora su seguridad al mejorar su manejo. Rendimiento y eficacia son adecuados cumple con el fin al que van destinados.	40
1	1	SU.PC.SANI.01.15.10.000002	C23425	PERFORADOR PARA CRANEOTOMO PEDIATRICO-DIAMETRO :[9-9];			7	127,050000	21 %	105,000000	SH MEDICAL SALUD Y SERVICIOS IBÉRICA, S.L.		CIP: 10012831379 7 REF: 26-000002	Oferta muy buena, cumple características técnicas solicitadas y presenta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización el perforador presenta una longitud mayor que la oferta de PRIM, lo que hace mas difícil su manejo. Además el mayor peso del perforador en comparación con la oferta de PRIM puede comprometer su manejo. No presenta riesgos asociados para pacientes y profesionales. Rendimiento y eficacia son adecuados cumple con el fin al que van destinados.	40

Código:	6hWMS863PFIRMAgIgl+lgPw3kgUjHo	Fecha	21/07/2023
Firmado Por	MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	5/20



ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 12/07/2023

Agrupación	Nº Lote	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIÓN GC	DISPONIBILIDAD DE USO DE EQUIPAMIENTO	PRESCRIPCIONES TÉCNICAS	UDS	PRECIO UNITARIO C/IVA	IVA	PRECIO UNITARIO S/IVA	PROVEEDOR	VAR	REF.	INF TECNICO	PUNTUACIÓN
1	2	SU.PC.SANI.01.15.10.001000	C23426	PERFORADOR PARA CRANEOTOMO-DIAMETRO :[11-11];			34	127,050000	21 %	105,000000	MEDTRONIC IBÉRICA, S.A.		CIP: 100125713330 REF: DM0011FAA	Oferta muy buena, cumple características técnicas solicitadas y presenta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización el perforador presenta un diámetro mayor que la oferta de PRIM, lo que hace mas difícil su manejo. Seguridad de uso y resultados el mayor tamaño del cuerpo del perforador en comparación con la oferta de PRIM hace que la visibilidad sobre el trepano que se esta realizando no sea buena y además la parte que conecta con el motor es de plástico a diferencia de la oferta de PRIM que es metálica por lo que su seguridad puede verse comprometida. Rendimiento y eficacia son adecuados cumple con el fin al que van destinados.	40
1	2	SU.PC.SANI.01.15.10.001000	C23426	PERFORADOR PARA CRANEOTOMO-DIAMETRO :[11-11];			34	127,050000	21 %	105,000000	PRIM, S.A.		CIP: 100013539763 REF: 261222	Oferta muy buena, cumple características técnicas solicitadas y presenta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización el perforador presenta un perfil bajo y manejable con un diámetro y/o longitud mas corto que la oferta de SH MEDICAL y mas estrecho que la oferta de medtronic lo que hace mas fácil su manejo. Seguridad de uso y resultados el menor tamaño del cuerpo del perforador en comparación con la oferta de Medtronic hace que mejore la visibilidad sobre el trepano que se esta realizando por lo que mejora la seguridad de uso, también la parte que conecta con el motor es metálica a diferencia de la oferta de medtronic que es plástico que hace menor probable su ruptura. Además este perforador es mas ligero en comparación con la oferta de SH medical lo que mejora su seguridad al mejorar su manejo. Rendimiento y eficacia son adecuados cumple con el fin al que van destinados.	40
1	2	SU.PC.SANI.01.15.10.001000	C23426	PERFORADOR PARA CRANEOTOMO-DIAMETRO :[11-11];			34	127,050000	21 %	105,000000	SH MEDICAL SALUD Y SERVICIOS IBÉRICA, S.L.		CIP: 100106243960 REF: 26-000005	Oferta muy buena, cumple características técnicas solicitadas y presenta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización el perforador presenta una longitud mayor que la oferta de PRIM, lo que hace mas difícil su manejo. Además el mayor peso del perforador en comparación con la oferta de PRIM puede comprometer su manejo. No presenta riesgos asociados para pacientes y profesionales. Rendimiento y eficacia son adecuados cumple con el fin al que van destinados.	40
1	3	SU.PC.SANI.01.15.10.001000	B38235	PERFORADOR PARA CRANEOTOMO-DIAMETRO :[14-14];			349	127,050000	21 %	105,000000	MEDTRONIC IBÉRICA, S.A.		CIP: 100094141523 REF: DM0210FAA	Oferta muy buena, cumple características técnicas solicitadas y presenta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización el perforador presenta un diámetro mayor que la oferta de PRIM, lo que hace mas difícil su manejo. Seguridad de uso y resultados el mayor tamaño del cuerpo del perforador en comparación con la oferta de PRIM hace que la visibilidad sobre el trepano que se esta realizando no sea buena y además la parte que conecta con el motor es de plástico a diferencia de la oferta de PRIM que es metálica por lo que su seguridad puede verse comprometida. Rendimiento y eficacia son adecuados cumple con el fin al que van destinados.	40

Código:	6hWMS863PFIRMAgIgl+lgPw3kgUjHo		Fecha	21/07/2023
Firmado Por	MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO			
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/		Página	6/20



ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 12/07/2023

Agrupación	Nº Lote	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACION GC	DISPONIBILIDAD DE USO DE EQUIPAMIENTO	PRESCRIPCIONES TÉCNICAS	UDS	PRECIO UNITARIO C/IVA	IVA	PRECIO UNITARIO S/IVA	PROVEEDOR	VAR	REF.	INF TECNICO	PUNTUA CION
1	3	SU.PC.SANI.01.15.10.001000	B38235	PERFORADOR PARA CRANEOTOMO-DIAMETRO :[14-14];			349	127,050000	21 %	105,000000	PRIM, S.A.		CIP: 10000335872 5 REF: 261221	Oferta muy buena, cumple características técnicas solicitadas y presenta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización el perforador presenta un perfil bajo y manejable con un diámetro y/o longitud mas corto que la oferta de SH MEDICAL y mas estrecho que la oferta de medtronic lo que hace mas fácil su manejo. Seguridad de uso y resultados el menor tamaño del cuerpo del perforador en comparación con la oferta de Medtronic hace que mejore la visibilidad sobre el trepano que se esta realizando por lo que mejora la seguridad de uso, también la parte que conecta con el motor es metálica a diferencia de la oferta de medtronic que es plástico que hace menor probable su ruptura. Además este perforador es mas ligero en comparación con la oferta de SH medical lo que mejora su seguridad al mejorar su manejo. Rendimiento y eficacia son adecuados cumple con el fin al que van destinados.	40
1	3	SU.PC.SANI.01.15.10.001000	B38235	PERFORADOR PARA CRANEOTOMO-DIAMETRO :[14-14];			349	127,050000	21 %	105,000000	SH MEDICAL SALUD Y SERVICIOS IBÉRICA, S.L.		CIP: 10012832561 7 REF: 26-000009	Oferta muy buena, cumple características técnicas solicitadas y presenta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización el perforador presenta una longitud mayor que la oferta de PRIM, lo que hace mas difícil su manejo. Además el mayor peso del perforador en comparación con la oferta de PRIM puede comprometer su manejo. No presenta riesgos asociados para pacientes y profesionales. Rendimiento y eficacia son adecuados cumple con el fin al que van destinados.	40
2	4	SU.PC.SANI.01.15.10.001000	E69278	PERFORADOR PARA CRANEOTOMO-DIAMETRO :[14-14];		Compatible con motor de neurocirugía ANSPACH	5	143,566500	21 %	118,650000				DESIERTO	
2	5	SU.PC.SANI.01.15.10.001000	E50215	PERFORADOR PARA CRANEOTOMO-DIAMETRO :[14-14];		Compatible con motor de neurocirugía ANSPACH	20	143,566500	21 %	118,650000				DESIERTO	
3	6	SU.PC.SANI.01.15.15.700000	B39645	LENTINA NEUROCIRUGIA- LONGITUD:[0-50]; ANCHO O DIAMETRO:12; TALLA:4;		Lentina neurocirugía pequeña alargada longitud entre 35 y 40 mm ambas incluidas. Deberá tener un cordel de referencia, y marca para su detección por rayos X.	11.600	0,559251	10 %	0,508410	PRIM, S.A.		CIP: 10000336802 9 REF: 801404	Oferta buena, cumple con las características técnicas requeridas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados. Y en cuanto a rendimiento y eficacia cumple con los fines a los que va destinado con la utilización de una sola unidad.	20
3	7	SU.PC.SANI.01.15.15.700000	B49187	LENTINA NEUROCIRUGIA- LONGITUD:[0-50]; ANCHO O DIAMETRO:13; TALLA:0;		Lentina neurocirugía pequeña cuadrada de 13*13. Deberá tener un cordel de referencia, y marca para su detección por rayos X.	5.700	0,559251	10 %	0,508410	PRIM, S.A.		CIP: 10000336711 0 REF: 801400	Oferta buena, cumple con las características técnicas requeridas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados. Y en cuanto a rendimiento y eficacia cumple con los fines a los que va destinado con la utilización de una sola unidad.	20
3	8	SU.PC.SANI.01.15.15.700000	B46361	LENTINA NEUROCIRUGIA- LONGITUD:[0-50]; ANCHO O DIAMETRO:25; TALLA:4;		Lentina neurocirugía cuadrada grande de 25*25 . Deberá tener un cordel de referencia, y marca para su detección por rayos X.	5.900	0,559251	10 %	0,508410	PRIM, S.A.		CIP: 10000336781 7 REF: 801403	Oferta buena, cumple con las características técnicas requeridas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados. Y en cuanto a rendimiento y eficacia cumple con los fines a los que va destinado con la utilización de una sola unidad.	20

Código:	6hWMS863PFIRMAgIgl+lgPw3kgUjHo		Fecha	21/07/2023
Firmado Por	MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO			
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/		Página	7/20



ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 12/07/2023

Agrupación	Nº Lote	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIÓN GC	DISPONIBILIDAD DE USO DE EQUIPAMIENTO	PRESCRIPCIONES TÉCNICAS	UDS	PRECIO UNITARIO C/IVA	IVA	PRECIO UNITARIO S/IVA	PROVEEDOR	VAR	REF.	INF TECNICO	PUNTUACIÓN
3	9	SU.PC.SANI.01.15.15.700000	B53245	LENTINA NEUROCIRUGIA-LONGITUD:[0-50];ANCHO O DIAMETRO:7;TALLA:9;		Microlentina cuadrada de 7*7. Deberá tener un cordel de referencia, y marca para su detección por rayos X.	4.650	0,559251	10 %	0,508410	PRIM, S.A.		CIP: 10000336852 4 REF: 801399	Oferta buena, cumple con las características técnicas requeridas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados. Y en cuanto a rendimiento y eficacia cumple con los fines a los que va destinado con la utilización de una sola unidad.	20
3	10	SU.PC.SANI.01.15.15.700000	B47000	LENTINA NEUROCIRUGIA-LONGITUD:[50-100];ANCHO O DIAMETRO:25;TALLA:8;		Lentina de campo de longitud entre 70 y 80 mm ambas incluidas. Deberá tener un cordel de referencia, y marca para su detección por rayos X.	11.100	0,559251	10 %	0,508410	PRIM, S.A.		CIP: 10000336832 2 REF: 801408	Oferta buena, cumple con las características técnicas requeridas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados. Y en cuanto a rendimiento y eficacia cumple con los fines a los que va destinado con la utilización de una sola unidad.	20
4	11	SU.PC.SANI.01.15.10.010000	F67479	SIERRA CRANEOTOMO-LONGITUD:[70-70];ANCHO:[1.5-1.5];		Compatible con sierra para craneotomo para motor Midas MR8	32	171,517500	21 %	141,750000	MEDTRONIC IBÉRICA, S.A.		CIP: 10013717459 0 REF: MR8 F1/7TA15	Oferta buena, cumple con las características técnicas requeridas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados. Y en cuanto a rendimiento y eficacia cumple con los fines a los que va destinado con la utilización de una sola unidad.	20
4	12	SU.PC.SANI.01.15.10.010000	F67480	SIERRA CRANEOTOMO-LONGITUD:[70-70];ANCHO:[2.3-2.4];		Compatible con sierra para craneotomo para motor Midas MR8	147	171,517500	21 %	141,750000	MEDTRONIC IBÉRICA, S.A.		CIP: 10013717126 7 REF: MR8 F2/7TA23	Oferta buena, cumple con las características técnicas requeridas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados. Y en cuanto a rendimiento y eficacia cumple con los fines a los que va destinado con la utilización de una sola unidad.	20
5	13	SU.PC.SANI.01.15.20.072000	D66343	ELECTRODO DE AGUJA BIPOLAR CONCENTRICO-LONGITUD DEL CABLE:[0-100];DIAMETRO DE LA AGUJA:[26-26];LONGITUD DE LA AGUJA:[3-4];CABLE:no;			975	5,269018	21 %	4,354560	ALMEVAN, S.L.		CIP: 10001543016 9 REF:S53156	Oferta buena, cumple con las características técnicas solicitadas y aportan ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización la aguja permite una menor facilidad de entrada a través de la piel respecto a la oferta de FIRM AMBUR. En cuanto a seguridad de uso y resultados la aguja tiene una menor resistencia a la deformación respecto a la oferta de FIRMA AMBU lo que hace que pueda tener un mayor riesgo de lesión de partes blandas y además hace mayor probable que sea necesario utilizar mas de una unidad para el mismo procedimiento afectando al rendimiento y eficacia.	20
5	13	SU.PC.SANI.01.15.20.072000	D66343	ELECTRODO DE AGUJA BIPOLAR CONCENTRICO-LONGITUD DEL CABLE:[0-100];DIAMETRO DE LA AGUJA:[26-26];LONGITUD DE LA AGUJA:[3-4];CABLE:no;			975	5,269018	21 %	4,354560	FIRMA AMBU, S.L.		CIP: 10000335913 9 REF: 74038-45/25	Oferta muy buena, cumple con las características técnicas solicitadas y aportan ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización la aguja permite una fácil entrada a través de la piel. En cuanto a seguridad de uso y resultados la aguja tiene una gran resistencia a la deformación lo que hace que tenga menor riesgo de lesión de partes blandas y además hace menos probable que sea necesario utilizar mas de una unidad para el mismo procedimiento afectando al rendimiento y eficacia. El cuanto al rendimiento obtiene potenciales de unidad motora perfectamente definidos a pesar de largo tiempo de uso. Por lo que se consigue la finalidad perseguida con una unidad de producto.	40

Código:	6hWMS863PFIRMAgIgl+lgPw3kgUjHo		Fecha	21/07/2023
Firmado Por	MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO			
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/		Página	8/20



ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 12/07/2023

Agrupación	Nº Lote	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIÓN GC	DISPONIBILIDAD DE USO DE EQUIPAMIENTO	PRESCRIPCIONES TÉCNICAS	UDS	PRECIO UNITARIO C/IVA	IVA	PRECIO UNITARIO S/IVA	PROVEEDOR	VAR	REF.	INF TECNICO	PUNTUACION
5	13	SU.PC.SANI.01.15.20.072000	D66343	ELECTRODO DE AGUJA BIPOLAR CONCENTRICO- LONGITUD DEL CABLE:[0-100];DIAMETRO DE LA AGUJA:[26-26];LONGITUD DE LA AGUJA:[3-4];CABLE:no;			975	5,269018	21 %	4,354560	GVB-SPESESPO, S.L.		CIP: 100125353990 REF: D039045401	Oferta apta, cumple con las características técnicas solicitadas pero no aportan ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización la aguja ofrece una mayor resistencia que la oferta de FIRMA AMBU para atravesar la piel, por lo que es menor fácil de utilizar. En cuanto a seguridad de uso y resultados la resistencia para atravesar la piel hace que al cambiar de plano se deforme con mas facilidad, lo que puede ocasionar lesiones de partes blandas y que tengamos que utilizar mas de una unidad para su finalidad perseguida. Por lo que el rendimiento y eficacia es menor que la oferta de FIRMA AMBU.	0
5	14	SU.PC.SANI.01.15.20.072000	D83600	ELECTRODO DE AGUJA BIPOLAR CONCENTRICO- LONGITUD DEL CABLE:[0-100];DIAMETRO DE LA AGUJA:[30-30];LONGITUD DE LA AGUJA:[2-3];CABLE:no;			250	5,269018	21 %	4,354560	ALMEVAN, S.L.		CIP: 100015429956 REF:S53153	Oferta buena, cumple con las características técnicas solicitadas y aportan ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización la aguja permite una menor facilidad de entrada a través de la piel respecto a la oferta de FIRMA AMBUR. En cuanto a seguridad de uso y resultados la aguja tiene una menor resistencia a la deformación respecto a la oferta de FIRMA AMBU lo que hace que pueda tener un mayor riesgo de lesión de partes blandas y además hace mayor probable que sea necesario utilizar mas de una unidad para el mismo procedimiento afectando al rendimiento y eficacia.	20
5	14	SU.PC.SANI.01.15.20.072000	D83600	ELECTRODO DE AGUJA BIPOLAR CONCENTRICO- LONGITUD DEL CABLE:[0-100];DIAMETRO DE LA AGUJA:[30-30];LONGITUD DE LA AGUJA:[2-3];CABLE:no;			250	5,269018	21 %	4,354560	FIRMA AMBU, S.L.		CIP: 100003359331 REF: 74025-30/25	Oferta muy buena, cumple con las características técnicas solicitadas y aportan ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización la aguja permite una fácil entrada a través de la piel. En cuanto a seguridad de uso y resultados la aguja tiene una gran resistencia a la deformación lo que hace que tenga menor riesgo de lesión de partes blandas y además hace menos probable que sea necesario utilizar mas de una unidad para el mismo procedimiento afectando al rendimiento y eficacia. El cuanto al rendimiento obtiene potenciales de unidad motora perfectamente definidos a pesar de largo tiempo de uso. Por lo que se consigue la finalidad perseguida con una unidad de producto.	40
5	14	SU.PC.SANI.01.15.20.072000	D83600	ELECTRODO DE AGUJA BIPOLAR CONCENTRICO- LONGITUD DEL CABLE:[0-100];DIAMETRO DE LA AGUJA:[30-30];LONGITUD DE LA AGUJA:[2-3];CABLE:no;			250	5,269018	21 %	4,354560	GVB-SPESESPO, S.L.		CIP: 100125263284 REF:D039035302	Oferta apta, cumple con las características técnicas solicitadas pero no aportan ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización la aguja ofrece una mayor resistencia que la oferta de FIRMA AMBU para atravesar la piel, por lo que es menor fácil de utilizar. En cuanto a seguridad de uso y resultados la resistencia para atravesar la piel hace que al cambiar de plano se deforme con mas facilidad, lo que puede ocasionar lesiones de partes blandas y que tengamos que utilizar mas de una unidad para su finalidad perseguida. Por lo que el rendimiento y eficacia es menor que la oferta de FIRMA AMBU.	0

Código:	6hWMS863PFIRMAgIgl+lgPw3kgUjHo		Fecha	21/07/2023
Firmado Por	MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO			
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/		Página	9/20



ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 12/07/2023

Agrupación	Nº Lote	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIÓN GC	DISPONIBILIDAD DE USO DE EQUIPAMIENTO	PRESCRIPCIONES TÉCNICAS	UDS	PRECIO UNITARIO C/IVA	IVA	PRECIO UNITARIO S/IVA	PROVEEDOR	VAR	REF.	INF TECNICO	PUNTUACIÓN
5	15	SU.PC.SANI.01.15.20.072000	D46155	ELECTRODO DE AGUJA BIPOLAR CONCENTRICO-LONGITUD DEL CABLE:[0-100];DIAMETRO DE LA AGUJA:[26-26];LONGITUD DE LA AGUJA:[5-6];CABLE:no;			500	5,663889	21 %	4,680900	ALMEVAN, S.L.		CIP: 10001543026 0 REF: 553158	Oferta buena, cumple con las características técnicas solicitadas y aportan ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización la aguja permite una menor facilidad de entrada a través de la piel respecto a la oferta de FIRMA AMBUR. En cuanto a seguridad de uso y resultados la aguja tiene una menor resistencia a la deformación respecto a la oferta de FIRMA AMBU lo que hace que pueda tener un mayor riesgo de lesión de partes blandas y además hace mayor probable que sea necesario utilizar mas de una unidad para el mismo procedimiento afectando al rendimiento y eficacia.	20
5	15	SU.PC.SANI.01.15.20.072000	D46155	ELECTRODO DE AGUJA BIPOLAR CONCENTRICO-LONGITUD DEL CABLE:[0-100];DIAMETRO DE LA AGUJA:[26-26];LONGITUD DE LA AGUJA:[5-6];CABLE:no;			500	5,663889	21 %	4,680900	FIRMA AMBU, S.L.		CIP: 10000336044 3 REF: 7405045/25	Oferta muy buena, cumple con las características técnicas solicitadas y aportan ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización la aguja permite una fácil entrada a través de la piel. En cuanto a seguridad de uso y resultados la aguja tiene una gran resistencia a la deformación lo que hace que tenga menor riesgo de lesión de partes blandas y además hace menos probable que sea necesario utilizar mas de una unidad para el mismo procedimiento afectando al rendimiento y eficacia. El cuanto al rendimiento obtiene potenciales de unidad motora perfectamente definidos a pesar de largo tiempo de uso. Por lo que se consigue la finalidad perseguida con una unidad de producto.	40
5	15	SU.PC.SANI.01.15.20.072000	D46155	ELECTRODO DE AGUJA BIPOLAR CONCENTRICO-LONGITUD DEL CABLE:[0-100];DIAMETRO DE LA AGUJA:[26-26];LONGITUD DE LA AGUJA:[5-6];CABLE:no;			500	5,663889	21 %	4,680900	GVB-SPESESPO, S.L.		CIP: 10012535400 1 REF: D039045504	Oferta apta, cumple con las características técnicas solicitadas pero no aportan ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización la aguja ofrece una mayor resistencia que la oferta de FIRMA AMBU para atravesar la piel, por lo que es menor fácil de utilizar. En cuanto a seguridad de uso y resultados la resistencia para atravesar la piel hace que al cambiar de plano se deforme con mas facilidad, lo que puede ocasionar lesiones de partes blandas y que tengamos que utilizar mas de una unidad para su finalidad perseguida. Por lo que el rendimiento y eficacia es menor que la oferta de FIRMA AMBU.	0
	16	SU.PC.SANI.01.15.15.300003		EQ. DE ELECTRODOS EN TIRA		Deberá tener 4 electrodos, con 5 mm de superficie de contacto de cada uno de los electrodos	15	766,500000	21 %	633,471074	ALMEVAN, S.L.		CIP: 10010511345 1 REF: MS04-IP10X-OJH	Oferta buena, cumple con las características técnicas requeridas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados. Y en cuanto a rendimiento y eficacia cumple con los fines a los que va destinado con la utilización de una sola unidad.	20
	17	SU.PC.SANI.01.15.15.300003		EQ. DE ELECTRODOS EN TIRA		Deberá tener 6 electrodos, con 5 mm de superficie de contacto de cada uno de los electrodos	15	903,000000	21 %	746,280992	ALMEVAN, S.L.		CIP: 10010511355 2 REF: MS06-IP10X-OJH	Oferta buena, cumple con las características técnicas requeridas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados. Y en cuanto a rendimiento y eficacia cumple con los fines a los que va destinado con la utilización de una sola unidad.	20
	18	SU.PC.SANI.01.15.15.300003		EQ. DE ELECTRODOS EN TIRA		Deberá tener 4 electrodos, con 4 mm de superficie de contacto de cada uno de los electrodos	6	682,500000	21 %	564,049587	PRIM, S.A.		CIP: 10014418612 4 REF: IEP0006	Oferta buena, cumple con las características técnicas requeridas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados. Y en cuanto a rendimiento y eficacia cumple con los fines a los que va destinado con la utilización de una sola unidad.	20

Código:	6hWMS863PFIRMAgIgl+lgPw3kgUjHo		Fecha	21/07/2023
Firmado Por	MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO			
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/		Página	10/20



ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 12/07/2023

Agrupación	Nº Lote	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIÓN GC	DISPONIBILIDAD DE USO DE EQUIPAMIENTO	PRESCRIPCIONES TÉCNICAS	UDS	PRECIO UNITARIO C/IVA	IVA	PRECIO UNITARIO S/IVA	PROVEEDOR	VAR	REF.	INF TECNICO	PUNTUACION
	19	SU.PC.SANI.01.15.15.300003		EQ. DE ELECTRODOS EN TIRA		Deberá tener 6 electrodos, con 4 mm de superficie de contacto de cada uno de los electrodos	6	970,200000	21 %	801,818182	PRIM, S.A.		CIP: 10014418622 5 REF: IEP0007	Oferta buena, cumple con las características técnicas requeridas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados. Y en cuanto a rendimiento y eficacia cumple con los fines a los que va destinado con la utilización de una sola unidad.	20
	20	SU.PC.SANI.01.15.23.200001		ELECTRODO GANCHO P/ M.I.O		Con cable de conexión pareado y entrelazado. Longitud máxima de la aguja de 35 mm. Longitud del cable entre 150 y 200 cm. Con	480	26,250000	21 %	21,694215	ALMEVAN, S.L.		CIP: 10011897425 8 REF: 003-400163-6	Oferta no cumple las características técnicas, se indica que la longitud del cable sea entre 150 y 200 cm con conexión directa sin extensores y la oferta presentada mide 40 cm e indican que es necesario prolongadores.	-
	20	SU.PC.SANI.01.15.23.200001		ELECTRODO GANCHO P/ M.I.O		Con cable de conexión pareado y entrelazado. Longitud máxima de la aguja de 35 mm. Longitud del cable entre 150 y 200 cm. Con	480	26,250000	21 %	21,694215	GVB-SPESESPO, S.L.		CIP: 10014748615 7 REF: DIMW15050300D2	Oferta buena, cumple con las características técnicas requeridas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados. Y en cuanto a rendimiento y eficacia cumple con los fines a los que va destinado con la utilización de una sola unidad.	20
	21	SU.PC.SANI.01.15.23.400002		SONDA ESTIMULACION MONOPOLAR P/ M.I.O		Longitud cable de 190 a 250 cm. Tipo punta esférica.	25	577,500000	21 %	477,272727	FIRMA AMBU, S.L.		CIP: 10002481768 1 REF: 73601-190/10	Oferta buena, cumple con las características técnicas requeridas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados. Y en cuanto a rendimiento y eficacia cumple con los fines a los que va destinado con la utilización de una sola unidad.	20
	21	SU.PC.SANI.01.15.23.400002		SONDA ESTIMULACION MONOPOLAR P/ M.I.O		Longitud cable de 190 a 250 cm. Tipo punta esférica.	25	577,500000	21 %	477,272727	GVB-SPESESPO, S.L.		CIP: 10012425893 9 REF: S1B0100S252	Oferta no cumple las características técnicas, se indica tipo de punta esférica y la oferta presentada es punta bola	-
	22	SU.PC.SANI.01.15.23.400001		SONDA ESTIMULACION BIPOLOAR P/ M.I.O		Longitud cable de 190 a 250 cm. Tipo punta concéntrica.	50	103,672800	21 %	85,680000	ALMEVAN, S.L.		CIP: 10012577292 2 REF: 3601-20	Oferta no cumple las características técnicas, se indica en las prescripciones que la punta sea concéntrica y la oferta presentada tiene doble punta	-
	22	SU.PC.SANI.01.15.23.400001		SONDA ESTIMULACION BIPOLOAR P/ M.I.O		Longitud cable de 190 a 250 cm. Tipo punta concéntrica.	50	103,672800	21 %	85,680000	FIRMA AMBU, S.L.		CIP: 100024817580 REF: 73603-190/10	Oferta buena, cumple con las características técnicas requeridas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados. Y en cuanto a rendimiento y eficacia cumple con los fines a los que va destinado con la utilización de una sola unidad.	20
	22	SU.PC.SANI.01.15.23.400001		SONDA ESTIMULACION BIPOLOAR P/ M.I.O		Longitud cable de 190 a 250 cm. Tipo punta concéntrica.	50	103,672800	21 %	85,680000	GVB-SPESESPO, S.L.		CIP: 10012439703 4 REF: S12C0100S2526D	Oferta buena, cumple con las características técnicas requeridas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados. Y en cuanto a rendimiento y eficacia cumple con los fines a los que va destinado con la utilización de una sola unidad.	20
	23	SU.PC.SANI.01.15.23.200000	E83561	ELECTRODO MONOPOLAR PUNTA BOLA C/CABLE-LONG P/ ACTIVA:[3-3];		Longitud cable de 190 a 250 cm.	75	86,394000	21 %	71,400000	ALMEVAN, S.L.		CIP: 10009707151 9 REF: 3603-00	Oferta buena, cumple con las características técnicas requeridas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados. Y en cuanto a rendimiento y eficacia cumple con los fines a los que va destinado con la utilización de una sola unidad.	20
	23	SU.PC.SANI.01.15.23.200000	E83561	ELECTRODO MONOPOLAR PUNTA BOLA C/CABLE-LONG P/ ACTIVA:[3-3];		Longitud cable de 190 a 250 cm.	75	86,394000	21 %	71,400000	FIRMA AMBU, S.L.		CIP: 10002569544 8 REF: 73600-190/10	Oferta buena, cumple con las características técnicas requeridas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados. Y en cuanto a rendimiento y eficacia cumple con los fines a los que va destinado con la utilización de una sola unidad.	20

Código:	6hWMS863PFIRMAgIgl+lgPw3kgUjHo		Fecha	21/07/2023
Firmado Por	MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO			
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/		Página	11/20



ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 12/07/2023

Agrupación	Nº Lote	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACION GC	DISPONIBILIDAD DE USO DE EQUIPAMIENTO	PRESCRIPCIONES TÉCNICAS	UDS	PRECIO UNITARIO C/IVA	IVA	PRECIO UNITARIO S/IVA	PROVEEDOR	VAR	REF.	INF TECNICO	PUNTUACION
	24	SU.PC.SANI.01.15.23.100000	E83439	ELECTRODO EPIDURAL TRIPOLAR INTRAOPERATORIO- Nº de electrodos:[3-3];Cable:si;		Longitud cable de 190 a 250 cm.	10	385,774620	21 %	318,822000	ALMEVAN, S.L.		CIP: 100096721280 REF: CEDL-3PDINX-100	Oferta buena, cumple con las características técnicas requeridas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados. Y en cuanto a rendimiento y eficacia cumple con los fines a los que va destinado con la utilización de una sola unidad.	20
	24	SU.PC.SANI.01.15.23.100000	E83439	ELECTRODO EPIDURAL TRIPOLAR INTRAOPERATORIO- Nº de electrodos:[3-3];Cable:si;		Longitud cable de 190 a 250 cm.	10	385,774620	21 %	318,822000	GVB-SPES ESPO, S.L.		CIP: 100147486258 REF:IEP0185	Oferta buena, cumple con las características técnicas requeridas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados. Y en cuanto a rendimiento y eficacia cumple con los fines a los que va destinado con la utilización de una sola unidad.	20
	25	SU.PC.SANI.01.15.05.000004		CATETER DRENAJE EXTERNO VENTRICULAR C/ TROCAR Y ANTIBIOTICO		Catéter ventricular externo impregnado con antibiótico, sin sistema colector. Diámetro del catéter 1,5 a 2 mm incluidos . Longitud del catéter de 20 a 50 mm incluidos.	53	249,480000	21 %	206,181818				DESIERTO	
	26	SU.PC.SANI.01.15.05.015000		ACCESORIO DRENAJE EXTERNO LCR: BOLSA Y TUBOS- CAPACIDAD DE LA BOLSA:[700-800];		Sistema colector de drenaje externo. El sistema debe tener incorporada una regla de medida de altura y ser capaz de fijarse a un palo de suero, e incorporar tubo colector y bolsa colectora.	66	193,116000	21 %	159,600000	MEDTRONIC IBÉRICA, S.A.		CIP: 100161477382 REF: 46914	Oferta apta, cumple características técnicas requeridas pero no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización el sistema es mas aparatoso y pesado que la oferta de Suministros Hospitalarios, por lo que es mas difícil de manejar. Seguridad de uso y resultados en sistema DUET no cuenta con un dispositivo de seguridad para evitar que el filtro de aire se moje tanto en la bolsa de recogida de liquido como el reservorio a diferencia de la oferta de Suministros Hospitalarios, lo cual además de poder provocar un problema de seguridad al ser mas probable que el sistema se obstruya hace que se comprometa también el rendimiento pudiendo hacer falta mas de una unidad para la obtención del resultado. También a diferencia de la oferta de Suministros Hospitalarios la bolsa de recogida no tiene un sistema de cierre para protegerlo en el traslado. Además el sistema no viene presentado en doble bolsa estéril lo que puede hacer menos segura su utilización que la oferta de Suministros Hospitalarios.	0
	26	SU.PC.SANI.01.15.05.015000		ACCESORIO DRENAJE EXTERNO LCR: BOLSA Y TUBOS- CAPACIDAD DE LA BOLSA:[700-800];		Sistema colector de drenaje externo. El sistema debe tener incorporada una regla de medida de altura y ser capaz de fijarse a un palo de suero, e incorporar tubo colector y bolsa colectora.	66	193,116000	21 %	159,600000	SUMINISTROS HOSPITALARIO S, S.A.		CIP: 100161660230 REF: 58-00110	Oferta muy buena, cumple características técnicas requeridas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización el sistema es mas ligero y manejable que la oferta de Medtronic, por lo que es mas fácil de utilizar. Seguridad de uso y resultados en sistema VENTREX cuenta con un dispositivo de seguridad para evitar que el filtro de aire se moje lo que evita la obstrucción del drenaje. A diferencia de la ofertas de Medtronic el filtro de aire de la bolsa de recogida esta en la parte superior y es difícil que se moje puesto que tiene un sistema de cierre especial para el traslado. Además el sistema viene presentado en doble bolsa estéril lo que hace mas segura su utilización. Rendimiento y eficacia los dispositivos de seguridad señalados hace que disminuya la necesidad de recambiar el sistema con lo cual mejora el rendimiento consiguiendo el rendimiento con el menor numero de unidades.	40

Página 8

Código:	6hWMS863PFIRMAgIgl+lgPw3kgUjHo		Fecha	21/07/2023
Firmado Por	MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO			
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/		Página	12/20



ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 12/07/2023

Agrupación	Nº Lote	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIÓN GC	DISPONIBILIDAD DE USO DE EQUIPAMIENTO	PRESCRIPCIONES TÉCNICAS	UDS	PRECIO UNITARIO C/IVA	IVA	PRECIO UNITARIO S/IVA	PROVEEDOR	VAR	REF.	INF TECNICO	PUNTUACIÓN
	27	SU.PC.SANI.01.15.05.409000		CATETER DRENAJE EXTERNO VENTRICULAR		Catéter drenaje ventricular externo estándar sin antibiótico. Diámetro del catéter 1,5 a 2 mm incluidos. Longitud de 20 a 50 cm incluidos.	13	90,667500	21 %	74,931818	MEDTRONIC IBÉRICA, S.A.		CIP: 10001387212 1 REF: 96118	Oferta apta, cumple características técnicas requeridas y no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización el sistema viene con la guía sin introducir lo cual no hace tan fácil su utilización en comparación con la oferta de PRIM y SH MEDICAL, además el sistema luer se introduce menos fácilmente en el drenaje que la oferta de SH MEDICAL. Y el sistema aunque tiene dos orificios para anclaje a la piel no dispone de sistema adicional de seguridad. En cuanto a seguridad de uso y resultados el drenaje no incorpora la llave luer y el sistema de anclaje del drenaje dentro de una bolsa adicional lo que puede hacer que sea mas probable su contaminación en quirófano y haya que ir a buscar otro sistema con la consiguiente pérdida de tiempo en la intervención de pacientes críticos. El sistema no dispone de una pieza de seguridad adicional para fijación del drenaje a diferencia de la oferta de PRIM y SH MEDICAL. Rendimiento y eficacia el hecho de que vendas sueltas las llave luer hace mas probable que se tenga que hacer uso de mas de un unidad para conseguir el fin perseguido	0
	27	SU.PC.SANI.01.15.05.409000		CATETER DRENAJE EXTERNO VENTRICULAR		Catéter drenaje ventricular externo estándar sin antibiótico. Diámetro del catéter 1,5 a 2 mm incluidos. Longitud de 20 a 50 cm incluidos.	13	90,667500	21 %	74,931818	PRIM, S.A.		CIP: 10001548854 8 REF: INS8420	Oferta buena, cumple características técnicas requeridas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización el sistema viene con la guía introducida lo cual hace mas fácil su uso, además el sistema luer se introduce menos fácilmente en el drenaje que la oferta de SH MEDICAL y menos incómodo de fijar al no disponer de dos orificios para sutura en la piel a diferencia de la oferta de SH MEDICAL. En cuanto a seguridad de uso y resultados el drenaje incorpora la llave luer y el sistema de anclaje del drenaje dentro de una bolsa adicional que hace que sea menos probable su contaminación en quirófano. El sistema tiene una pieza de seguridad adicional para fijación del drenaje. Además la llave luer no tiene dos orificios para fijar a la piel si no que aporta un sistema de silicona que puede ser menos seguro y hace mas probable la autoretracción por el paciente que la oferta de SH MEDICAL por lo que puede hacer que haya que volver a implantarlo y el uso de un mayor número de unidades afectando al rendimiento y eficacia del mismo	20

Código:	6hWMS863PFIRMAgIgl+lgPw3kgUjHo		Fecha	21/07/2023
Firmado Por	MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO			
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/		Página	13/20



ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 12/07/2023

Agrupación	Nº Lote	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACION GC	DISPONIBILIDAD DE USO DE EQUIPAMIENTO	PRESCRIPCIONES TÉCNICAS	UDS	PRECIO UNITARIO C/IVA	IVA	PRECIO UNITARIO S/IVA	PROVEEDOR	VAR	REF.	INF TECNICO	PUNTUACION
	27	SU.PC.SANI.01.15.05.409000		CATETER DRENAJE EXTERNO VENTRICULAR		Catéter drenaje ventricular externo estándar sin antibiótico. Diámetro del catéter 1,5 a 2 mm incluidos. Longitud de 20 a 50 cm incluidos.	13	90,667500	21 %	74,931818	SH MEDICAL SALUD Y SERVICIOS IBÉRICA, S.L.		CIP: 100161660038 REF: 60-1010	Oferta muy buena, cumple características técnicas requeridas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización el sistema viene con la guía introducida lo cual hace mas fácil su uso, además el sistema luer se introduce con facilidad en el drenaje y además es cómodo de fijar al disponer de dos orificios para sutura en la piel. En cuanto a seguridad de uso y resultados el drenaje incorpora la llave luer y el sistema de anclaje del drenaje dentro de una bolsa adicional que hace que sea menos probable su contaminación en quirófano. El sistema tiene una pieza de seguridad adicional para fijación del drenaje. Además la llave luer tiene dos orificios para fijar a la piel lo que hace menos probable que el paciente se lo arranque y es menos probable que haya que volver a implantarlo por lo que su rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo el fin perseguido con una unidad de producto.	40
	28	SU.PC.SANI.01.15.05.400003		CATETER DRENAJE EXTERNO LUMBAR C/ TROCAR		Sistema de drenaje externo, con catéter entre 4-5 Fr. De diámetro, aguja de Tuohy para inserción.	15	156,450000	21 %	129,297521	MEDTRONIC IBÉRICA, S.A.		CIP: 100013872323 REF: 46419	Oferta buena, cumple características técnicas requeridas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización el sistema viene en un envoltorio mas grande que la oferta de PRIM. El sistema no incorpora un apósito transparente a diferencia de la oferta de PRIM lo cual requiere tener que utilizar un apósito diferente que no es específico para esta técnica. Seguridad de uso y resultados las piezas pequeñas del sistema vienen sueltas dentro de la caja lo que puede hacer mas probable su contaminación en quirófanos. Además, el sistema al no incorporar un apósito especial para la fijación del drenaje a la piel puede comprometer la seguridad al ser mas fácil que el paciente se lo retire. La aguja de introducción tiene la longitud adecuada siendo mas corta que la oferta de Suministros Hospitalarios lo cual hace menos probable que se perfora una estructura vital del paciente. Rendimiento y eficacia al no disponer el sistema del apósito de fijación especial puede ser probable que se explante del paciente y que haya que utilizar mas de una unidad. Además de todo ello el sistema dispone de dos orificios en la llave luer para su anclaje a la piel lo cual hace que sea menos probable la autoexplantación del dispositivo y que así se vea comprometida su seguridad y rendimiento. A diferencia de la oferta de Suministro Hospitalarios el sistema de fijación es mas rígido a la piel y no dispone de orificios para su anclaje lo cual hace mas probable que se explante del paciente comprometiendo la seguridad y eficacia.	20

Página 10

Código:	6hWMS863PFIRMAgIgl+lgPw3kgUjHo		Fecha	21/07/2023
Firmado Por	MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO			
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/		Página	14/20



ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 12/07/2023

Agrupación	Nº Lote	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIÓN GC	DISPONIBILIDAD DE USO DE EQUIPAMIENTO	PRESCRIPCIONES TÉCNICAS	UDS	PRECIO UNITARIO C/IVA	IVA	PRECIO UNITARIO S/IVA	PROVEEDOR	VAR	REF.	INF TECNICO	PUNTUACIÓN
	28	SU.PC.SANI.01.15.05.400003		CATETER DRENAJE EXTERNO LUMBAR C/ TROCAR		Sistema de drenaje externo, con catéter entre 4-5 Fr. De diámetro, aguja de Tuohy para inserción.	15	156,450000	21 %	129,297521	PRIM, S.A.		CIP: 100015488649 REF: INS-5010	Oferta muy buena, cumple características técnicas requeridas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización el sistema viene en un envoltorio mas pequeño y mas fácil de manejar a diferencia de las ofertas de Medtronic y Suministros Hospitalarios. El sistema incorpora un apósito transparente lo cual hace mas cómoda su utilización por no tener que utilizar apósitos diferentes. Seguridad de uso y resultados las piezas pequeñas del sistema vienen dentro de una bolsita a diferencia de la oferta de Medtronic y Suministros Hospitalarios lo que hace menos probable su contaminación en quirófanos. Además el sistema incorpora un apósito especial para la fijación del drenaje a la piel lo cual hace menos probable que se salga del paciente. La aguja de introducción tiene la longitud adecuada siendo mas corta que la oferta de Suministros Hospitalarios lo cual hace menos probable que se perfora una estructura vital del paciente.	40
	28	SU.PC.SANI.01.15.05.400003		CATETER DRENAJE EXTERNO LUMBAR C/ TROCAR		Sistema de drenaje externo, con catéter entre 4-5 Fr. De diámetro, aguja de Tuohy para inserción.	15	156,450000	21 %	129,297521	SUMINISTROS HOSPITALARIO S, S.A.		CIP: 100161660139 REF: 63-0400	Oferta buena, cumple características técnicas requeridas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización el sistema viene en un envoltorio mas grande que la oferta de PRIM. El sistema no incorpora un apósito transparente a diferencia de la oferta de PRIM lo cual requiere tener que utilizar un apósito diferente que no es específico para esta técnica. Seguridad de uso y resultados las piezas pequeñas del sistema vienen sueltas dentro de la caja lo que puede hacer mas probable su contaminación en quirófanos. Además, el sistema al no incorporar un apósito especial para la fijación del drenaje a la piel puede comprometer la seguridad al ser mas fácil que el paciente se lo retire. La aguja de introducción es demasiado larga lo cual si bien puede facilitar su uso en pacientes obesos, en la mayoría de los pacientes puede incrementar el riesgo de ocasionar daño en estructuras vitales en la mayoría de los pacientes. Rendimiento y eficacia al no disponer el sistema del apósito de fijación especial puede ser probable que se explante del paciente y que haya que utilizar mas de una unidad. A diferencia de la oferta de Medtronic el sistema de fijación es menos rígido a la piel y dispone de orificios para su anclaje lo cual hace menos probable que se suelte el catéter de la piel.	20
	29	SU.PC.SANI.01.15.00.002000	B66914	EQ. MONITORIZACION PRESION INTRAPARENQUIMATOSA- Longitud catéter:[50-100]; DIAMETRO DEL CATETER:[2.1-2.1];	4 monitores para presión continua y 1 equipo para registro de la presión digital con las prescripciones técnicas incluidas en el PPT.		62	546,395850	10 %	496,723500	PRIM, S.A.		CIP: 100101541672 REF: 626638	Oferta buena, cumple con las características técnicas requeridas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados. Y en cuanto a rendimiento y eficacia cumple con los fines a los que va destinado con la utilización de una sola unidad.	20
	30	SU.PC.SANI.01.15.00.300000	F27014	SONDA P/ DOPPLER-GC	Disponibilidad de uso de 1 transceptor Doppler 8MHZ con pilas para el uso del fungible		16	876,645000	21 %	724,500000	PRIM, S.A.		CIP: 100134707085 REF: 138210	Oferta buena, cumple con las características técnicas requeridas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados. Y en cuanto a rendimiento y eficacia cumple con los fines a los que va destinado con la utilización de una sola unidad.	20

Página 11

Código:	6hWMS863PFIRMAgIgl+lgPw3kgUjHo		Fecha	21/07/2023
Firmado Por	MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO			
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/		Página	15/20



ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 12/07/2023

Agrupación	Nº Lote	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACION GC	DISPONIBILIDAD DE USO DE EQUIPAMIENTO	PRESCRIPCIONES TÉCNICAS	UDS	PRECIO UNITARIO C/IVA	IVA	PRECIO UNITARIO S/IVA	PROVEEDOR	VAR	REF.	INF TECNICO	PUNTUA CION
	31	SU.PC.SANI.01.15.06.205000	C36674	TUNELIZADOR MALEABLE CATETER PERITONEAL / pediátrico-Longitud:[0-50];			30	74,667250	21 %	61,708471	PRIM, S.A.		CIP: 100022402193 REF: 821515	Oferta buena, cumple con las características técnicas requeridas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados. Y en cuanto a rendimiento y eficacia cumple con los fines a los que va destinado con la utilización de una sola unidad.	20
	32	SU.PC.SANI.01.15.06.206000	B72994	TUNELIZADOR MALEABLE CATETER PERITONEAL / adulto-Longitud:[50-100];			44	73,284750	21 %	60,565909	MEDTRONIC IBÉRICA, S.A.		CIP: 100084450534 REF: 48409	Oferta muy buena, cumple características técnicas requeridas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de uso el mango es mas ancho y ergonómico lo que facilita su uso, además se tiende a salir de su inserción con menor facilidad de la oferta de PRIM, S.A. El metal es mas maleable que el de PRIM facilitando su utilidad. En cuanto a seguridad de uso y resultados el sistema de anclaje del catéter por inserción es mas seguro que el de la oferta de PRIM porque hace menos probable que el catéter se salga cuando se esta pasando por el tunelizador. Tiene una mayor longitud que la oferta de PRIM lo que hace que sea mucho mas adaptable a todo tipo de paciente con lo que no sería necesario introducirlo varias veces haciendo varias incisiones en pacientes mas altos. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo su fin perseguido con una sola unidad, y el metal mas blando hace que sea menos probable su fractura por lo que no sea necesario mas de una unidad.	40
	32	SU.PC.SANI.01.15.06.206000	B72994	TUNELIZADOR MALEABLE CATETER PERITONEAL / adulto-Longitud:[50-100];			44	73,284750	21 %	60,565909	PRIM, S.A.		CIP: 100022402294 REF: 821516	Oferta apta, cumple características técnicas requeridas y no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso el mango es mas estrecho y menos ergonómico lo que puede dificultar su uso, además se tiende a salir de su inserción con mayor facilidad de la oferta de MEDTRONIC. El metal es menos maleable que el de PRIM pudiendo dificultar su utilidad. En cuanto a seguridad de uso y resultados el sistema de anclaje del catéter por inserción puede ser menos seguro que el de la oferta de MEDTRONIC porque hace mas probable que el catéter se salga cuando se esta pasando por el tunelizador. Tiene menos longitud que la oferta de PRIM lo que hace que sea menos adaptable a todo tipo de pacientes con lo que puede ser necesario introducirlo varias veces haciendo varias incisiones en pacientes mas altos. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo su fin perseguido pero el metal mas rígido hace que sea mas probable su fractura por lo que no se puede requerir mas de una unidad.	0
	33	SU.PC.SANI.01.15.10.100003	C55900	APLICADOR DE CLIPS C/ CARGA- LONGITUD:[15-16];DIAMETRO :[8-8];			30	33,922350	21 %	28,035000	PRIM, S.A.		CIP: 100004698750 REF: 20-1038	Oferta buena, cumple con las características técnicas requeridas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados. Y en cuanto a rendimiento y eficacia cumple con los fines a los que va destinado con la utilización de una sola unidad.	20
	34	SU.PC.SANI.01.15.15.100009	F68562	PUNTERO PARA NEURONAVEGADOR-MEDIDAS:[16-16];		Compatible con navegador BRAINLAB	2	2.858,625000	21 %	2.362,500000				DESIERTO	

Página 12

Código:	6hWMS863PFIRMAgIgl+lgPw3kgUjHo		Fecha	21/07/2023
Firmado Por	MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO			
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/		Página	16/20



ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 12/07/2023

Agrupación	Nº Lote	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACION GC	DISPONIBILIDAD DE USO DE EQUIPAMIENTO	PRESCRIPCIONES TÉCNICAS	UDS	PRECIO UNITARIO C/IVA	IVA	PRECIO UNITARIO S/IVA	PROVEEDOR	VAR	REF.	INF TECNICO	PUNTUACION
	35	SU.PC.SANI.01.15.15.200004	E30708	AGUJA BIOPSIA ESTEREOTACTICA-LONGITUD:[150-200];DIAMETRO DE LA AGUJA:[13-13];		Compatible con navegador BRAINLAB	10	425,617500	21 %	351,750000				DESIERTO	
	36	SU.PC.SANI.01.15.15.200004	D47322	AGUJA BIOPSIA ESTEREOTACTICA-LONGITUD:[200-250];DIAMETRO DE LA AGUJA:[13-13];			10	344,191155	21 %	284,455500				DESIERTO	
	37	SU.PC.SANI.01.15.15.300000		ELECTRODO DE ESTIMULACION EN TIRABUZON		Con conexión touchproof 1,5mm. Con longitud del cable de 1,5 a 2 m ambos incluidos. Longitud del electrodo entre 1 y 1,5 cm ambos incluidos. Diámetro del electrodo 1,8	768	3,176250	21 %	2,625000	ALMEVAN, S.L.		CIP: 100092059996 REF: TE/S50715-004	Oferta buena, cumple con las características técnicas requeridas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados. Y en cuanto a rendimiento y eficacia cumple con los fines a los que va destinado con la utilización de una sola unidad.	20
	37	SU.PC.SANI.01.15.15.300000		ELECTRODO DE ESTIMULACION EN TIRABUZON		Con conexión touchproof 1,5mm. Con longitud del cable de 1,5 a 2 m ambos incluidos. Longitud del electrodo entre 1 y 1,5 cm ambos incluidos. Diámetro del electrodo 1,8	768	3,176250	21 %	2,625000	GVB-SPEESPO, S.L.		CIP: 100147636475 REF: MNCS0615DS	Oferta buena, cumple con las características técnicas requeridas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados. Y en cuanto a rendimiento y eficacia cumple con los fines a los que va destinado con la utilización de una sola unidad.	20
	38	SU.PC.SANI.01.15.15.800000	B91272	EQ. IRRIGACION PINZA BIPOLAR - GC		Juego de cable y tubo irrigación integrados y desechable para irrigador tipo Malis con bomba rotatoria con clavija unificada.	100	42,256830	21 %	34,923000	PRIM, S.A.		CIP: 100120333599 REF: 9190001RP	Oferta buena, cumple con las características técnicas requeridas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados. Y en cuanto a rendimiento y eficacia cumple con los fines a los que va destinado con la utilización de una sola unidad.	20
	39	SU.PC.SANI.01.15.20.000004	D74562	ELECTRODO DE AGUJA MONOPOLAR C/ INFUSION-LONGITUD DEL CABLE:[0-100];DIAMETRO DE LA AGUJA:[25-25];LONGITUD DE LA AGUJA:[5-6];CABLE:si;		Longitud de cable mínima de 75 cm.	90	25,410000	21 %	21,000000	ALMEVAN, S.L.		CIP: 100025878890 REF: V-55-MJT5025-LL	Oferta apta, cumple las características técnicas requeridas pero no aporta ventajas. En cuanto a facilidad de utilización la aguja es muy rígida lo que dificulta el movimiento de la misma que precisamente para la técnica que se utiliza es muy importante por la necesidad de localizar y alcanzar territorios poco accesibles. En cuanto a seguridad de uso y resultados la rigidez de la aguja puede impedir la correcta localización e infiltración de determinados territorios musculares. El rendimiento y eficacia se verían afectados ya que podría suponer tener que hacer cambio de trayectoria de la aguja, lo que implicaría mayor tiempo empleado en la técnica y mayor molestia para el paciente.	0
	40	SU.PC.SANI.01.15.20.100000	F22832	ELECTRODO DOBLE AGUJA P/ POTENCIALES EVOCADOS Y M.I.O-Longitud del cable:[100-150];Calibre de la aguja:[27-27];Longitud de la aguja:[12-12];		Con conexión touchproof 1,5mm	6.240	1,842225	21 %	1,522500	ALMEVAN, S.L.		CIP: 100117282864 REF:TE/S50722-001	Oferta buena, cumple con las características técnicas requeridas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados. Y en cuanto a rendimiento y eficacia cumple con los fines a los que va destinado con la utilización de una sola unidad.	20
	41	SU.PC.SANI.01.15.20.101000	D59359	ELECTRODO DE AGUJA PARA EEG Y POTENCIALES EVOCADOS-LONGITUD DEL CABLE:[100-200];DIAMETRO DE LA AGUJA:[27-27];LONGITUD DE LA AGUJA:[1-2];CABLE:si;		Longitud del cable de 1 a 1,5 m incluidos	696	2,286900	21 %	1,890000	ALMEVAN, S.L.		CIP: 100100121033 REF:019-476700	Oferta buena, cumple con las características técnicas requeridas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados. Y en cuanto a rendimiento y eficacia cumple con los fines a los que va destinado con la utilización de una sola unidad.	20

Página 13

Código:	6hWMS863PFIRMAgIgl+lgPw3kgUjHo		Fecha	21/07/2023
Firmado Por	MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO			
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/		Página	17/20



ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 12/07/2023

Agrupación	Nº Lote	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACION GC	DISPONIBILIDAD DE USO DE EQUIPAMIENTO	PRESCRIPCIONES TÉCNICAS	UDS	PRECIO UNITARIO C/IVA	IVA	PRECIO UNITARIO S/IVA	PROVEEDOR	VAR	REF.	INF TECNICO	PUNTUA CION
	41	SU.PC.SANI.01.15.20.101000	D59359	ELECTRODO DE AGUJA PARA EEG Y POTENCIALES EVOCADOS- LONGITUD DEL CABLE:[100-200];DIAMETRO DE LA AGUJA:[27-27];LONGITUD DE LA AGUJA:[1-2];CABLE:si;		Longitud del cable de 1 a 1,5 m incluidos	696	2,286900	21 %	1,890000	FIRMA AMBU, S.L.		CIP: 10000336145 3 REF: 74512-150/24	Oferta buena, cumple con las características técnicas requeridas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados. Y en cuanto a rendimiento y eficacia cumple con los fines a los que va destinado con la utilización de una sola unidad.	20
	41	SU.PC.SANI.01.15.20.101000	D59359	ELECTRODO DE AGUJA PARA EEG Y POTENCIALES EVOCADOS- LONGITUD DEL CABLE:[100-200];DIAMETRO DE LA AGUJA:[27-27];LONGITUD DE LA AGUJA:[1-2];CABLE:si;		Longitud del cable de 1 a 1,5 m incluidos	696	2,286900	21 %	1,890000	GVB-SPES ESPO, S.L.		CIP: 10012578383 2 REF: MN4013D155	Oferta buena, cumple con las características técnicas requeridas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados. Y en cuanto a rendimiento y eficacia cumple con los fines a los que va destinado con la utilización de una sola unidad.	20
	42	SU.PC.SANI.01.15.20.201000	B60667	ELECTRODO ADHESIVO NFC CON CONECTOR Y CABLE- Largo:[0-500];Ancho:[25-50];		Largo:entre 1 y 1,5 metros. Con conexión touchproof 1,5mm	11.640	0,876645	21 %	0,724500	ALMEVAN, S.L.		CIP: 10013678475 2 REF: MT-AS10CC	Oferta buena, cumple características técnicas requeridas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización no dispone de tira de plástico para sujetar el cable lo que puede ocasionar que se enreden los cables y requiera mayor tiempo de manipulación, son fáciles de pegar y despegar. En seguridad de uso y resultado permite un adecuado registro de potenciales de acción definidos lo que asegura la calidad de la señal. Rendimiento y eficacia son resistentes al cambio de localización por lo que no habría que utilizar mas de una unidad con paciente pero a lo largo de su uso deja restos de pegamento consiguiendo la finalidad perseguida.	20
	42	SU.PC.SANI.01.15.20.201000	B60667	ELECTRODO ADHESIVO NFC CON CONECTOR Y CABLE- Largo:[0-500];Ancho:[25-50];		Largo:entre 1 y 1,5 metros. Con conexión touchproof 1,5mm	11.640	0,876645	21 %	0,724500	FIRMA AMBU, S.L.		CIP: 10000336024 1 REF: 71512-K/C/12	Oferta muy buena, cumple características técnicas requeridas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización la tira de plástico que sujeta el cable es de fácil retirada lo que agiliza su utilización, son fáciles de pegar y despegar. En seguridad de uso y resultado permite un registro de potenciales de acción perfectamente definidos lo que asegura la calidad de la señal. Rendimiento y eficacia son resistentes al cambio de localización por lo que no habría que utilizar mas de una unidad con paciente y no deja restos de pegamento consiguiendo la finalidad perseguida	40
	42	SU.PC.SANI.01.15.20.201000	B60667	ELECTRODO ADHESIVO NFC CON CONECTOR Y CABLE- Largo:[0-500];Ancho:[25-50];		Largo:entre 1 y 1,5 metros. Con conexión touchproof 1,5mm	11.640	0,876645	21 %	0,724500	GVB-SPES ESPO, S.L.		CIP: 10016169629 3 REF: DENIB15026	Oferta apta, cumple características técnicas requeridas pero no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización dispone de tira de plástico para sujetar el cable que es necesario cortar para retirarla lo que requiera mayor tiempo de manipulación, son fáciles de pegar pero con su uso pierde su capacidad de adhesión. En seguridad de uso y resultados el tiempo que esta completamente adherido permite un registro de potenciales de acción bien definidos. Rendimiento y eficacia la falta de adhesión puede ocasionar la utilización de mas de una unidad para conseguir el fin perseguido.	0

Código:	6hWMS863PFIRMAgIgl+lgPw3kgUjHo			Fecha	21/07/2023
Firmado Por	MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO				
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/			Página	18/20



ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 12/07/2023

Agrupación	Nº Lote	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIÓN GC	DISPONIBILIDAD DE USO DE EQUIPAMIENTO	PRESCRIPCIONES TÉCNICAS	UDS	PRECIO UNITARIO C/IVA	IVA	PRECIO UNITARIO S/IVA	PROVEEDOR	VAR	REF.	INF TECNICO	PUNTUA CION
	43	SU.PC.SANI.01.15.20.501000	F23504	LOCALIZADOR DEL NERVI FACIAL-DIAMETRO DE LA AGUJA:[20-20];LONGITUD DE LA AGUJA:[15-17];		Con conexión touchproof 1,5mm	163	131,306175	21 %	108,517500	GVB-SPESESPO, S.L.		CIP: 100124258939 REF: S180100S2526D	Oferta apta, cumple las características técnicas requeridas pero no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización el terminal del localizador acaba en una bola de diámetro grande para la localización del nervio facial, lo que puede hacer que se estimule alguna estructura adyacente al mismo y llevar a error en cuanto a la localización exacta. Seguridad de uso y resultados el cable de conexión es muy fino, por lo que puede romperse con facilidad. En cuanto a rendimiento y eficacia el terminal no es intercambiable por lo que en caso de caída habría que utilizar otro localizador completo, por lo que puede ser necesario el uso de mas de una unidad para conseguir el fin perseguido.	0
	43	SU.PC.SANI.01.15.20.501000	F23504	LOCALIZADOR DEL NERVI FACIAL-DIAMETRO DE LA AGUJA:[20-20];LONGITUD DE LA AGUJA:[15-17];		Con conexión touchproof 1,5mm	163	131,306175	21 %	108,517500	MEDTRONIC IBÉRICA, S.A.		CIP: NO TIENE REF: 8225275	Oferta buena, cumple características técnicas requeridas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización el terminal del localizador tiene una medida adecuada por lo que se consigue una la localización precisa del nervio facial. Seguridad de uso y resultados su correcta medida hace que se disminuya el riesgo de error en la localización. En cuanto a rendimiento y eficacia el cable de conexión presenta un grosor adecuado para evitar roturas y el terminal es intercambiable, lo que facilita poder acoplar otro en cado de necesidad y conseguir las finalidad perseguida sin necesidad de la utilización de otro localizador completo.	20
	44	SU.PC.SANI.01.15.20.600001	B90987	PLACA AISLANTE CON CONECTOR Y CABLE-Superficie activa:[0-200];Longitud del cable:[0-500];		Longitud del cable 1,5 m	2.000	1,550010	21 %	1,281000	ALMEVAN, S.L.		CIP: 100106533292 REF:MT-GP-150	Oferta buena, cumple con las características técnicas requeridas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados. Y en cuanto a rendimiento y eficacia cumple con los fines a los que va destinado con la utilización de una sola unidad.	20
	45	SU.PC.SANI.01.15.22.000001	D30963	GEL CONDUCTOR ELECTROENCEFALOGRAFIA-VOLUMEN:[750-1000];			122	0,030191	21 %	0,024951	ALMEVAN, S.L.		CIP: 100022411780 REF: E-10	Oferta buena, cumple con las características técnicas requeridas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización al ser mas denso que la oferta de GVB-SPESES opone mas resistencia a la hora de fluir. En cuanto a seguridad de uso y resultados esto hace que los registros sean mas certeros. Su rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo el fin al que va perseguido sin necesidad de mayor unidad de productos.	20
	45	SU.PC.SANI.01.15.22.000001	D30963	GEL CONDUCTOR ELECTROENCEFALOGRAFIA-VOLUMEN:[750-1000];			122	0,030191	21 %	0,024951	GVB-SPESESPO, S.L.		CIP: 100125783933 REF: NEURGEL250V3	Oferta apta, cumple características técnicas requeridas pero no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización al presentar una densidad mas líquida que la oferta de ALMEVAN, S.L., una vez introducido en el electrodo de registro del gorro de electroencefalografía se esparce rápidamente a las zonas de alrededor del electrodo. Esto afecta a la seguridad de uso y resultado ya que puede generar peores resultados puesto que podría impedir que se registro diferencia de potencial, con la consecuente pérdida de información clínica. Su rendimiento y eficacia por lo tanto se pueden ver comprometidos ya que puede que sea necesario el cambio de gorro del electrodo, implicando un mayor gasto y mayor tiempo a emplear.	0

Página 15

Código:	6hWMS863PFIRMAgIgl+lgPw3kgUjHo		Fecha	21/07/2023
Firmado Por	MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO			
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/		Página	19/20



ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 12/07/2023

Agrupación	Nº Lote	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACION GC	DISPONIBILIDAD DE USO DE EQUIPAMIENTO	PRESCRIPCIONES TÉCNICAS	UDS	PRECIO UNITARIO C/IVA	IVA	PRECIO UNITARIO S/IVA	PROVEEDOR	VAR	REF.	INF TECNICO	PUNTUA CION
	46	SU.PC.SANI.01.15.22.000006	C65107	AGUJA- CANULA INTRODUCTORA GEL- LONGITUD:[0-25];DIAMETRO DE LA AGUJA:[16-16];			9.200	0,444675	21 %	0,367500	ALMEVAN, S.L.		CIP: 100008990603 REF: E88	Oferta muy buena, cumple características técnicas requeridas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización su forma de presentación permite usarlas individualmente sin abrir el resto. La mayor longitud de la cánula respecto a la oferta de GVB permite atravesar los electrodos de registro con menor dificultad. En cuanto a seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia la menor dificultad para atravesar los electrodos de registro disminuye el tiempo de montaje consiguiendo la finalidad perseguida.	40
	46	SU.PC.SANI.01.15.22.000006	C65107	AGUJA- CANULA INTRODUCTORA GEL- LONGITUD:[0-25];DIAMETRO DE LA AGUJA:[16-16];			9.200	0,444675	21 %	0,367500	GVB-SPESESPO, S.L.		CIP: 100124514127 REF: DISPO001500	Oferta buena, cumple características técnicas requeridas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización su forma de presentación al venir 5 en el mismo paquete pueden perder su esterilización. La menor longitud de la cánula respecto a la oferta de ALMEVAN puede dificultar atravesar los electrodos de registro para la introducción del gel conductor. En cuanto a seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia la mayor dificultad para atravesar los electrodos de registro puede aumentar el tiempo de montaje aunque consiga la finalidad perseguida.	20

5 de julio de 2023

Cada uno de los componentes de la presente comisión técnica, firmantes del presente informe, manifiestan la ausencia de conflicto de intereses en la presente licitación de acuerdo al artículo 64 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014

Jefe de Servicio UGC de Neurocirugía

Jefe de Servicio UGC de Neurofisiología

Jefe de sección unidad de cirugía endocrina y esofagogastrica

MUÑOZ DIAZ
CARMEN -
44364793R

Creado digitalmente por MUÑOZ DIAZ CARMEN - 44364793R
Firmado digitalmente por MUÑOZ DIAZ CARMEN - 44364793R
Fecha: 2023.07.21 14:21:51 +0200

Código:	6hWMS863PFIRMAgIgl+lgPw3kgUjHo	Fecha	21/07/2023
Firmado Por	MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	20/20

