

INFORME DE CONCLUSIONES DE LA CONSULTA PRELIMINAR DEL MERCADO PARA EL SUMINISTRO DE PEQUEÑO EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO CLINICO PARA LOS CENTROS ADSCRITOS A LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE ALMERÍA DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, FINANCIADO CON FONDOS REACT-EU.

INTRODUCCIÓN

El Servicio Andaluz de Salud es una agencia administrativa de las previstas en el artículo 65 de la Ley 9/2007 de 22 de octubre, y respecto al régimen de contratación se rige por el que establece la organización administrativa para la gestión de la contratación de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales y se regula el régimen de bienes y servicios homologados, hasta que se apruebe el Mapa de las Urgencias y Emergencias en Andalucía, dentro del cual se incluye el Hospital Universitario Torrecardenas.

Con referencia a lo anterior, la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, por la que se transpone al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, establece de manera explícita en su artículo 115 que los órganos de contratación podrán realizar estudios de mercado y dirigir consultas a los operadores económicos que estuvieran activos en el mismo con la finalidad de preparar correctamente la licitación e informar a los citados operadores económicos acerca de sus planes y de los requisitos que exigirán para concurrir al procedimiento.

El suministro de pequeño equipamiento y mobiliario clínico es necesario para poder mantener la asistencia sanitaria, y la correcta prestación del servicio público de asistencia sanitaria para el ejercicio de la actividad esencial en los hospitales adscritos a la Central Provincial de Compras de Almería.

El objeto de la presente Consulta Preliminar de Mercado es poner un precio de licitación adecuado a las condiciones económicas actuales (julio 2023) y clarificar algunas cuestiones técnicas que se detallan en la consulta y aclarar que las características técnicas requeridas son acordes con el objeto del contrato y no limita la concurrencia.

PROCEDIMIENTO

La realización de la CPM se produjo en las siguientes fases:

- Publicación de la resolución de convocatoria de la CPM en el perfil del contratante de la Junta de Andalucía el día 23/05/2023 a las 09:54 horas.
- Invitación a participar en la Consulta Preliminar al Mercado a los siguientes operadores económicos:
 - o OCULUS IBERIA S.L.
 - o PRIM S.A.

| | | | |
|---------------------|---|--------|------------|
| Código: | 6hWMS714PFIRMAa098GbXbM2bb051w | Fecha | 26/07/2023 |
| Firmado Por | MANUEL RAFAEL VIDA GUTIERREZ | | |
| Url De Verificación | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ | Página | 1/23 |



- ENDOOK EUROPA S.L
- CARL ZEISS IBERIA SL
- J.J.P. HOSPITALARIA, S.L.
- DRAGER HISPANIA, SAU
- PHILIPS IBERICA, S.A.
- IZASA HOSPITAL, S.L.U.
- TECNOMEDICA ANDALUZA SCA
- SIEMENS, SA.
- FUJIFILM SONOSITE IBERICA SL
- PALEX MEDICAL, S.A.
- ERBE ESPAÑA SOLUCIONES MEDICAS S.L
- DRAGER HISPANIA
- MEDICAL MIX S.L.
- CIRHOS MEDICAL ANDALUCIA,S.L.
- HERSILL, S.L.
- SANROSAN, S.A.
- URQUIMED

- Finalización del plazo de solicitudes 30/05/2023 a las 23:59 horas.
- El análisis de las propuestas para la elaboración del informe está a cargo de la Subdirección de Compras y Logística de la Central de Compras de Almería, Jose María Calzado Laso.
- Conclusiones obtenidas para la redacción de la potencial licitación del suministro de equipamiento electro médico.

PARTICIPACION

Se indican a continuación las empresas que han participado en la Consulta Preliminar al Mercado a través de las respuestas de los distintos operadores económicos al suministro de equipamiento electro médico, con el objeto, por un lado, de ofrecer una mayor visibilidad a las empresas que han participado en la etapa de la consulta al mercado y por otro, de asegurar la concurrencia de los distintos operadores económicos, así como su precio de licitación.

En el plazo concedido para la presentación de propuestas han cumplimentado el formulario incluido como **Anexo II** en la publicación de la CPM los siguientes participantes, proponiendo alternativas de importes de licitación y cambios en algunas características técnicas para favorecer la concurrencia:

| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL | LOTES |
|------------------------------|------------------------------------|
| ENDOOK EUROPA S.L. | Lotes 7,8,9,10,11,18,19,20,33 y 40 |
| ERBE SOLUCIONES MEDICAS S.L. | Lotes 26,31 y 32 |
| HERSILL | Lotes 6 y 24 |
| HOSPITAL HISPANIA | Lotes 6,13,16,21 y 24 |

| | | | |
|---------------------|---|--------|------------|
| Código: | 6hWMS714PFIRMAa098GbXbM2bb051w | Fecha | 26/07/2023 |
| Firmado Por | MANUEL RAFAEL VIDA GUTIERREZ | | |
| Url De Verificación | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ | Página | 2/23 |



| | |
|---|-----------------------------------|
| IZASA SCIENTIFIC, S.L.U | Lotes 35 y 36 |
| MEDISA | Lotes 11 y 40 |
| MEDTRONIC IBÉRICA, S.A | Lote 12 |
| OCULUS IBERIA, S.L. | Lote 39 |
| OLYMPUS IBERIA, S.A. UNIPERSONAL | Lotes 26,28,29,30,31,32 y 38 |
| PALEX MEDICAL, S.A. | Lotes 3,8,9,10,21,22,23 y 33 |
| PHILIPS IBERICA, S.A. | 2 y 27 |
| PRIM S.A. | Lotes12 |
| STRYKER IBERIA S.L. | Lotes 11,14,37 y 40 |
| DRAGER HISPANIA | Lotes 1,2,8,9,10,21,22,23,24 y 33 |
| MEDICAL MIX S.L. | Lote 25 |
| CIRHOS | Lote 3 |

Después de la fecha fin de presentación de ofertas se han recibido ofertas parciales o totales de los proveedores:

- DRAGER HISPANIA, SAU
- PALEX MEDICAL, S. A.
- MEDICAL MIX S.L.
- CIRHOS

Tanto las consideraciones económicas como las opiniones sobre características técnicas no se pueden tener en consideración en este estudio por entregarse fuera de plazo.

RESULTADOS OBTENIDOS

En el **Anexo I al informe de conclusiones** se recogen las respuestas a las preguntas de los distintos operadores económicos.

De acuerdo con la información recibida del mercado, y como resultado de la CPM, se establece que la propuesta económica de 15 lotes era insuficiente para varios de los operadores económicos, 1 lotes existía un sobre coste, 8 lotes no hizo comentarios ningún operador económico (teniendo en cuenta que **NO** se consideran las ofertas recibidas fuera de plazo), por lo que se decide realizar una media de las referencias económicas y adaptar el precio a la situación actual del mercado de aquellos lotes que así lo han manifestado los operadores económicos, quedando el importe de los lotes como figura en **el Anexo II al informe de conclusiones**.

En cuanto a las características técnicas planteadas hay varias consideraciones por parte de los operadores que se consideran exclusivas o excluyentes por lo que se decide optimizar las características para facilitar la máxima concurrencia al igual que satisfacer las necesidades de nuestros especialistas facultativos que han considerado imprescindibles para facilitar la mejor asistencia sanitaria a nuestros pacientes.

Se adjunta **Anexo III al informe de conclusiones**.

| | | | | |
|----------------------------|---|---------------|------------|---|
| Código: | 6hWMS714PFIRMAa098GbXbM2bb051w | Fecha | 26/07/2023 |  |
| Firmado Por | MANUEL RAFAEL VIDA GUTIERREZ | | | |
| Url De Verificación | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ | Página | 3/23 | |

CONCLUSIONES

Las propuestas por los distintos operadores presentadas aquí se tendrán en cuenta en la preparación del expediente administrativo en la futura licitación.

La difusión de este informe, se realizará a través del perfil del contratante de la Junta de Andalucía, asegurando que esté al alcance de cualquier proveedor potencial garantizando la transparencia y la libre competencia en el suministro equipamiento electro médico en los centros sanitarios vinculados a la central de compras de Almería.

| | | | |
|----------------------------|---|---------------|------------|
| Código: | 6hWMS714PFIRMa098GbXbM2bb051w | Fecha | 26/07/2023 |
| Firmado Por | MANUEL RAFAEL VIDA GUTIERREZ | | |
| Url De Verificación | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ | Página | 4/23 |



| PROVEEDOR | PREGUNTA 1 | PREGUNTA 2 | PREGUNTA 3 | | |
|--------------|--|---|------------|----|---|
| | Manifiesto mi consentimiento para que el SAS pueda difundir los datos solicitados: | Partiendo de la información aportada en esta consulta preliminar al mercado ¿Considera adecuado el importe de licitación del suministro? En el caso de no considerarlo adecuado, ¿Cuál sería un intervalo de precios conforme a la situación actual del mercado (abril 2023) ?: | SI | NO | ¿Permiten la concurrencia o por el contrario son excluyentes las características técnicas a valorar de los equipos? |
| | | | | | OBSERVACIONES |
| PROVEEDOR 1 | SI | VER ANEXO I I al informe de conclusiones | X | | Se tendrán en cuenta aquellos aspectos que el proveedor considera que pueden ser excluyentes o exclusivos y no aparecerán como características mínimas obligatorias. Aquellas cuestiones que por el servicio se vea necesario y relevantes en la practica clinica para el beneficio del paciente se tendrán en cuenta en las características valorables. No estan incluidas en el anexo III al informe de conclusiones por motivos de confidencialidad. |
| PROVEEDOR 2 | SI | VER ANEXO I I al informe de conclusiones | X | | Se tendrán en cuenta aquellos aspectos que el proveedor considera que pueden ser excluyentes o exclusivos y no aparecerán como características mínimas obligatorias. Aquellas cuestiones que por el servicio se vea necesario y relevantes en la practica clinica para el beneficio del paciente se tendrán en cuenta en las características valorables. No estan incluidas en el anexo III al informe de conclusiones por motivos de confidencialidad. |
| PROVEEDOR 3 | SI | VER ANEXO I I al informe de conclusiones | X | | Se tendrán en cuenta aquellos aspectos que el proveedor considera que pueden ser excluyentes o exclusivos y no aparecerán como características mínimas obligatorias. Aquellas cuestiones que por el servicio se vea necesario y relevantes en la practica clinica para el beneficio del paciente se tendrán en cuenta en las características valorables. Ver Anexo III al informe de conclusiones |
| PROVEEDOR 4 | SI | VER ANEXO I I al informe de conclusiones | X | | Se tendrán en cuenta aquellos aspectos que el proveedor considera que pueden ser excluyentes o exclusivos y no aparecerán como características mínimas obligatorias. Aquellas cuestiones que por el servicio se vea necesario y relevantes en la practica clinica para el beneficio del paciente se tendrán en cuenta en las características valorables. Ver Anexo III al informe de conclusiones |
| PROVEEDOR 5 | SI | VER ANEXO I I al informe de conclusiones | X | | Se tendrán en cuenta aquellos aspectos que el proveedor considera que pueden ser excluyentes o exclusivos y no aparecerán como características mínimas obligatorias. Aquellas cuestiones que por el servicio se vea necesario y relevantes en la practica clinica para el beneficio del paciente se tendrán en cuenta en las características valorables. Ver Anexo III al informe de conclusiones |
| PROVEEDOR 6 | SI | VER ANEXO I I al informe de conclusiones | X | | Se tendrán en cuenta aquellos aspectos que el proveedor considera que pueden ser excluyentes o exclusivos y no aparecerán como características mínimas obligatorias. Aquellas cuestiones que por el servicio se vea necesario y relevantes en la practica clinica para el beneficio del paciente se tendrán en cuenta en las características valorables. Ver Anexo III al informe de conclusiones |
| PROVEEDOR 7 | SI | VER ANEXO I I al informe de conclusiones | X | | Se tendrán en cuenta aquellos aspectos que el proveedor considera que pueden ser excluyentes o exclusivos y no aparecerán como características mínimas obligatorias. Aquellas cuestiones que por el servicio se vea necesario y relevantes en la practica clinica para el beneficio del paciente se tendrán en cuenta en las características valorables. Ver Anexo III al informe de conclusiones |
| PROVEEDOR 8 | SI | VER ANEXO I I al informe de conclusiones | X | | Se tendrán en cuenta aquellos aspectos que el proveedor considera que pueden ser excluyentes o exclusivos y no aparecerán como características mínimas obligatorias. Aquellas cuestiones que por el servicio se vea necesario y relevantes en la practica clinica para el beneficio del paciente se tendrán en cuenta en las características valorables. Ver Anexo III al informe de conclusiones |
| PROVEEDOR 9 | SI | VER ANEXO I I al informe de conclusiones | X | | Se tendrán en cuenta aquellos aspectos que el proveedor considera que pueden ser excluyentes o exclusivos y no aparecerán como características mínimas obligatorias. Aquellas cuestiones que por el servicio se vea necesario y relevantes en la practica clinica para el beneficio del paciente se tendrán en cuenta en las características valorables. Ver Anexo III al informe de conclusiones |
| PROVEEDOR 10 | SI | VER ANEXO I I al informe de conclusiones | X | | Se tendrán en cuenta aquellos aspectos que el proveedor considera que pueden ser excluyentes o exclusivos y no aparecerán como características mínimas obligatorias. Aquellas cuestiones que por el servicio se vea necesario y relevantes en la practica clinica para el beneficio del paciente se tendrán en cuenta en las características valorables. Ver Anexo III al informe de conclusiones |
| PROVEEDOR 11 | SI | VER ANEXO I I al informe de conclusiones | X | | Se tendrán en cuenta aquellos aspectos que el proveedor considera que pueden ser excluyentes o exclusivos y no aparecerán como características mínimas obligatorias. Aquellas cuestiones que por el servicio se vea necesario y relevantes en la practica clinica para el beneficio del paciente se tendrán en cuenta en las características valorables. Ver Anexo III al informe de conclusiones |
| PROVEEDOR 12 | NO | VER ANEXO I I al informe de conclusiones | | X | Se tendrán en cuenta aquellos aspectos que el proveedor considera que pueden ser excluyentes o exclusivos y no aparecerán como características mínimas obligatorias. Aquellas cuestiones que por el servicio se vea necesario y relevantes en la practica clinica para el beneficio del paciente se tendrán en cuenta en las características valorables. No estan incluidas en el anexo III al informe de conclusiones por motivos de confidencialidad. |
| PROVEEDOR 13 | SI | VER ANEXO I I al informe de conclusiones | X | | Se tendrán en cuenta aquellos aspectos que el proveedor considera que pueden ser excluyentes o exclusivos y no aparecerán como características mínimas obligatorias. Aquellas cuestiones que por el servicio se vea necesario y relevantes en la practica clinica para el beneficio del paciente se tendrán en cuenta en las características valorables. Ver Anexo III al informe de conclusiones |

| | | | |
|----------------------------|---|---------------|------------|
| Código: | 6hWMS714PFIRMAa098GbXbM2bb051w | Fecha | 26/07/2023 |
| Firmado Por | MANUEL RAFAEL VIDA GUTIERREZ | Página | 5/23 |
| Uri De Verificación | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ | | |



| PROVEEDOR | PREGUNTA 1 | PREGUNTA 2 | PREGUNTA 3 | | |
|--------------|--|---|---|----|--|
| | Manifiesto mi consentimiento para que el SAS pueda difundir los datos solicitados: | Partiendo de la información aportada en esta consulta preliminar al mercado ¿Considera adecuado el importe de licitación del suministro? En el caso de no considerarlo adecuado, ¿Cuál sería un intervalo de precios conforme a la situación actual del mercado (abril 2023) ?: | ¿Permiten la concurrencia o por el contrario son excluyentes las características técnicas a valorar de los equipos? | | |
| | | | SI | NO | |
| | | | OBSERVACIONES | | |
| PROVEEDOR 14 | SI | VER ANEXO II al informe de conclusiones | X | | Se tendrán en cuenta aquellos aspectos que el proveedor considera que pueden ser excluyentes o exclusivos y no aparecieran como características mínimas obligatorias. Aquellas cuestiones que por el servicio se vea necesario y relevantes en la practica clinica para el beneficio del paciente se tendrán en cuenta en las características valorables. Ver Anexo III al informe de conclusiones |
| PROVEEDOR 15 | SI | VER ANEXO II al informe de conclusiones | | X | Se tendrán en cuenta aquellos aspectos que el proveedor considera que pueden ser excluyentes o exclusivos y no aparecieran como características mínimas obligatorias. Aquellas cuestiones que por el servicio se vea necesario y relevantes en la practica clinica para el beneficio del paciente se tendrán en cuenta en las características valorables. No estan incluidas en el anexo III al informe de conclusiones por motivos de confidencialidad. |
| PROVEEDOR 16 | NO | VER ANEXO II al informe de conclusiones | X | | Se tendrán en cuenta aquellos aspectos que el proveedor considera que pueden ser excluyentes o exclusivos y no aparecieran como características mínimas obligatorias. Aquellas cuestiones que por el servicio se vea necesario y relevantes en la practica clinica para el beneficio del paciente se tendrán en cuenta en las características valorables. Ver Anexo III al informe de conclusiones |
| PROVEEDOR 17 | SI | VER ANEXO II al informe de conclusiones | X | | Se tendrán en cuenta aquellos aspectos que el proveedor considera que pueden ser excluyentes o exclusivos y no aparecieran como características mínimas obligatorias. Aquellas cuestiones que por el servicio se vea necesario y relevantes en la practica clinica para el beneficio del paciente se tendrán en cuenta en las características valorables. Ver Anexo III al informe de conclusiones |
| PROVEEDOR 18 | SI | VER ANEXO II al informe de conclusiones | X | | Se tendrán en cuenta aquellos aspectos que el proveedor considera que pueden ser excluyentes o exclusivos y no aparecieran como características mínimas obligatorias. Aquellas cuestiones que por el servicio se vea necesario y relevantes en la practica clinica para el beneficio del paciente se tendrán en cuenta en las características valorables. Ver Anexo III al informe de conclusiones |
| PROVEEDOR 19 | SI | VER ANEXO II al informe de conclusiones | X | | Se tendrán en cuenta aquellos aspectos que el proveedor considera que pueden ser excluyentes o exclusivos y no aparecieran como características mínimas obligatorias. Aquellas cuestiones que por el servicio se vea necesario y relevantes en la practica clinica para el beneficio del paciente se tendrán en cuenta en las características valorables. Ver Anexo III al informe de conclusiones |
| PROVEEDOR 20 | SI | VER ANEXO II al informe de conclusiones | | X | Se tendrán en cuenta aquellos aspectos que el proveedor considera que pueden ser excluyentes o exclusivos y no aparecieran como características mínimas obligatorias. Aquellas cuestiones que por el servicio se vea necesario y relevantes en la practica clinica para el beneficio del paciente se tendrán en cuenta en las características valorables. No estan incluidas en el anexo III al informe de conclusiones por motivos de confidencialidad. |
| PROVEEDOR 21 | NO | VER ANEXO II al informe de conclusiones | X | | Se tendrán en cuenta aquellos aspectos que el proveedor considera que pueden ser excluyentes o exclusivos y no aparecieran como características mínimas obligatorias. Aquellas cuestiones que por el servicio se vea necesario y relevantes en la practica clinica para el beneficio del paciente se tendrán en cuenta en las características valorables. Ver Anexo III al informe de conclusiones |
| PROVEEDOR 22 | SI | VER ANEXO II al informe de conclusiones | X | | Se tendrán en cuenta aquellos aspectos que el proveedor considera que pueden ser excluyentes o exclusivos y no aparecieran como características mínimas obligatorias. Aquellas cuestiones que por el servicio se vea necesario y relevantes en la practica clinica para el beneficio del paciente se tendrán en cuenta en las características valorables. Ver Anexo III al informe de conclusiones |
| PROVEEDOR 23 | NO | VER ANEXO II al informe de conclusiones | | X | Se tendrán en cuenta aquellos aspectos que el proveedor considera que pueden ser excluyentes o exclusivos y no aparecieran como características mínimas obligatorias. Aquellas cuestiones que por el servicio se vea necesario y relevantes en la practica clinica para el beneficio del paciente se tendrán en cuenta en las características valorables. No estan incluidas en el anexo III al informe de conclusiones por motivos de confidencialidad. |
| PROVEEDOR 24 | SI | VER ANEXO II al informe de conclusiones | | X | Se tendrán en cuenta aquellos aspectos que el proveedor considera que pueden ser excluyentes o exclusivos y no aparecieran como características mínimas obligatorias. Aquellas cuestiones que por el servicio se vea necesario y relevantes en la practica clinica para el beneficio del paciente se tendrán en cuenta en las características valorables. No estan incluidas en el anexo III al informe de conclusiones por motivos de confidencialidad. |

| | | | |
|---------------------|---|--------|------------|
| Código: | 6hWMS714PFIRMAa098GbXbM2bb051w | Fecha | 26/07/2023 |
| Firmado Por | MANUEL RAFAEL VIDA GUTIERREZ | | |
| Uri De Verificación | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ | Página | 6/23 |



ANEXO II

| LOTE | DESCRIPCIÓN EQUIPO | CANTIDAD TOTAL DEL CONTRATO | HT | HI | HP | DA | DL | DP | PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO) | MEDIA PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO) | PROVEEDOR 1 | PROVEEDOR 2 | PROVEEDOR 3 | PROVEEDOR 4 | PROVEEDOR 5 | PROVEEDOR 6 | PROVEEDOR 7 |
|------|---|-----------------------------|----|----|----|----|----|----|--------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | GENERADOR BIPOLAR GINECOLOGIA-UROLOGIA | 3 | 3 | | | | | | 10.800,00 € | 11.766,67 € | 8.000,00 € | 10.800,00 € | | | | | |
| 2 | MONITOR PARA INSUFLACIÓN CO2 COLONOSCOPIA VIRTUAL | 1 | 1 | | | | | | 15.000,00 € | 17.600,00 € | | | | | | | |
| 3 | EQUIPO DE DIATERMIA PARA REHABILITACIÓN | 1 | 1 | | | | | | 11.000,00 € | 20.570,00 € | | | | | | | |
| 4 | TORRE ENDOSCOPIA DIAGNÓSTICA Y TRATAMIENTO DISFAGIA Y PATOLOGÍA VOZ PARA REHABILITACIÓN | 1 | 1 | | | | | | 27.000,00 € | 52.669,53 € | | | | | | | |
| 5 | EQUIPO DE ESTIMULACIÓN Y BIOFEEDBACK PARA LA REPROGRAMACIÓN NEUROMUSCULAR ESTÁTICA O DINÁMICA PARA LA REHABILITACIÓN PERIANAL | 1 | 1 | | | | | | 8.000,00 € | 10.285,00 € | | | | | | | |
| 6 | ECÓGRAFO DE BOLSILLO | 8 | 8 | | | | | | 5.626,50 € | 6.950,00 € | 7.400,00 € | | | | | | |
| 7 | JUEGO COMPLETO DE SEPARADOR LARINGOFARINGOSCOPIO | 1 | 1 | | | | | | 34.000,00 € | 34.000,00 € | | | | | | | |
| 8 | EQUIPO PARA SIALOENDOSCOPIAS PARA ORL | 1 | 1 | | | | | | 12.000,00 € | 12.000,00 € | | | | | | | |
| 9 | PRUEBAS CALÓRICAS PARA ORL | 1 | 1 | | | | | | 23.000,00 € | 23.000,00 € | | | | | | | |
| 10 | MICROSCOPIO PARA CONSULTA ORL | 4 | 2 | 2 | | | | | 13.500,00 € | 12.399,48 € | | | | | | | |
| 11 | FOTÓFORO CON CÁMARA PARA ORL | 2 | 2 | | | | | | 3.500,00 € | 3.500,00 € | | | | | | | |
| 12 | LAMPARA DE HENDIDURA | 1 | 1 | | | | | | 18.150,00 € | 18.721,50 € | | | | | | | |
| 13 | ANALIZADOR DE BIOIMPEDANCIA | 2 | 2 | | | | | | 9.680,00 € | 9.680,00 € | | | | | | | |
| 14 | TORRE VIDEOCITOSCOPIO PARA UROLOGIA | 1 | 1 | | | | | | 29.000,00 € | 37.613,64 € | 41.000,00 € | 34.227,27 € | | | | | |
| 15 | INCUBADOR REFRIGERADO PARA MICROBIOLOGIA | 1 | 1 | | | | | | 9.559,00 € | 9.559,00 € | | | | | | | |
| 16 | CABINA DE FILTRACION DE GASES QUÍMICOS | 2 | 1 | 1 | | | | | 13.310,00 € | 13.310,00 € | | | | | | | |
| 17 | EQUIPOS PARA LA REALIZACIÓN DEL TEST DEL SUDOR | 1 | 1 | | | | | | 28.000,00 € | 28.000,00 € | | | | | | | |
| 18 | VISUALIZADOR DE VENAS | 10 | 10 | | | | | | 9.075,00 € | 9.075,00 € | 9075 | | | | | | |
| 19 | CONJUNTO INSTRUMENTAL PARA CIRUGIA ENDOSCOPICA DE OIDO | 1 | 1 | | | | | | 8.000,00 € | 9.000,00 € | | | | | | | |
| 20 | BAÑO TERMOSTÁTICO DE PEPITAS METÁLICAS DE 6 LITROS | 1 | 1 | | | | | | 2.299,00 € | 2.288,11 € | | | | | | | |
| 21 | BAÑO SECO DIGITAL | 1 | 1 | | | | | | 1.966,25 € | 1.966,25 € | | | | | | | |
| 22 | CENTRIFUGA MINI SPIN | 3 | 1 | | | | 2 | | 1.754,50 € | 1.710,94 € | | | | | | | |
| 23 | CENTRIFUGA PARA TUBOS EPPENDORF | 2 | 2 | | | | | | 3.388,00 € | 3.342,02 € | | | | | | | |
| 24 | CENTRIFUGA REFRIGERADA | 1 | 1 | | | | | | 15.246,00 € | 14.386,90 € | | | | | | | |
| 25 | CONCENTRADOR DE MUESTRAS PARA ANÁLISIS DE ESTEROIDES PARA LABORATORIO | 1 | 1 | | | | | | 3.993,00 € | 3.993,00 € | | | | | | | |
| 26 | CONTADOR CELULAR AUTOMATIZADO PARA LABORATORIO | 1 | 1 | | | | | | 7.018,00 € | 6.969,60 € | | | | | | | |
| 27 | EVAPORADOR PARA LABORATORIO | 1 | 1 | | | | | | 3.025,00 € | 2.958,45 € | | | | | | | |
| 28 | GENERADOR DE NITROGENO PARA CONDENSACIÓN Y EVAPORACIÓN DE MUESTRAS BIOLÓGICAS PARA LABORATORIO | 1 | 1 | | | | | | 15.730,00 € | 15.730,00 € | | | | | | | |
| 29 | MAQUINA DE HIELO COMPACTO TROCEADO | 2 | 2 | | | | | | 3.872,00 € | 3.154,00 € | | | | | | | |
| 30 | MICROCENTRIFUGA REFRIGERADA | 1 | 1 | | | | | | 4.450,00 € | 4.450,00 € | | | | | | | |
| 31 | OSMÓMETRO PARA LABORATORIO | 1 | 1 | | | | | | 18.500,00 € | 18.500,00 € | | | | | | | |
| 32 | PLATAFORMA DE MONITORIZACIÓN HEMODINÁMICA | 2 | 2 | | | | | | 44.000,00 € | 44.000,00 € | | | | | | | |
| 33 | GRUA DE TECHO PARA UCI | 8 | 8 | | | | | | 5.324,00 € | 5.219,50 € | | | | 5.115,00 € | | 5.324,00 € | |
| 34 | AMPLIACIÓN SISTEMA DE MONITORIZACIÓN DE OCHO PUESTOS DE PACIENTE PARA UCI | 1 | 1 | | | | | | 157.000,00 € | 157.000,00 € | | | | 157.000,00 € | | | |
| 35 | CONTENEDOR CRIOGÉNICO NITROGENO | 1 | 1 | | | | | | 27.000,00 € | 27.000,00 € | | | | | | | 27.000,00 € |
| 36 | BAÑO DE ULTRASONIDOS PARA LABORATORIO | 1 | 1 | | | | | | 3.500,00 € | 3.500,00 € | | | | | | | |
| 37 | CARRO DE TRANSPORTE CERRADO PARA EL SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN PARA 9 CONTENEDORES DIN | 4 | 4 | | | | | | 2.244,97 € | 2.427,49 € | 2244,9735 | | | | | | |
| 38 | CARRO DE TRANSPORTE CERRADO PARA EL SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN PARA 6 CONTENEDORES DIN | 8 | 8 | | | | | | 2.003,58 € | 2.186,79 € | 2003,5785 | | | | | | |
| 39 | ESTANTERÍA MODULAR CROMADA PARA EL SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN CON 5 ESTANTES | 40 | 40 | | | | | | 810,00 € | 810,00 € | 810 | | | | | | |
| 40 | ESTACIÓN DE EMPAQUETADO ERGONOMICA PARA EL SERVICIO DE ESTERILIZACION DE ACERO INOXIDABLE | 5 | 5 | | | | | | 7.924,11 € | 8.290,00 € | | | | | | | |
| 41 | DISPOSITIVO DE LIMPIEZA POR ULTRASONIDOS CON TECNOLOGIA DE LAVADO DE CANALES PARA INSTRUMENTOS HUECOS Y DESINFECCIÓN TÉRMICA INCLUYENDO CONEXIONES ESPECÍFICAS PARA INSTRUMENTAL de ROBOT QUIRÚRGICO DA VINCI | 1 | 1 | | | | | | 70.000,00 € | 70.000,00 € | | | | | | | |
| 42 | SELLADORA DE BOLSAS AUTOMÁTICA PARA EL SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN | 2 | 2 | | | | | | 5.808,00 € | 6.510,00 € | | | | | | | |
| 43 | LAVADORA TERMO DESINFECTADORA DE 18 CETAS DIN Y 2 PUERTAS PARA EL SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN | 1 | 1 | | | | | | 76.000,00 € | 76.000,00 € | | | | | | | |
| 44 | ESTACIÓN DE LAVADO COMPLETA PARA EL SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN | 1 | 1 | | | | | | 6.000,00 € | 6.000,00 € | | | | | | | |
| 45 | DISPOSITIVO PARA ONDA CORTA | 1 | | 1 | | | | | 6.000,00 € | 6.000,00 € | | | | | | | |
| 46 | Pulsioxímetro Resonancia magnetica | 1 | | 1 | | | | | 5.000,00 € | 5.000,00 € | | | | | | | |
| 47 | Regulación de la presión de torniquetes | 1 | | 1 | | | | | 5.000,00 € | 5.000,00 € | | | | | | | |
| 48 | ESTUFA DE CULTIVO | 5 | | 2 | 3 | | | | 1.500,00 € | 1.500,00 € | | | | | | | |
| 49 | ARCO BALCANICO | 7 | | 7 | | | | | 3.700,00 € | 3.700,00 € | | | | | | | |
| 50 | BAÑO DE FLOTACIÓN | 1 | | 1 | | | | | 2.000,00 € | 2.000,00 € | | | | | | | |

| | | | |
|----------------------------|---|---------------|------------|
| Código: | 6hWMS714PFIRMAa098GbXbM2bb051w | Fecha | 26/07/2023 |
| Firmado Por | MANUEL RAFAEL VIDA GUTIERREZ | Página | 7/23 |
| Uri De Verificación | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ | | |



| LOTE | DESCRIPCIÓN EQUIPO | CANTIDAD TOTAL DEL CONTRATO | HT | HI | HP | DA | DL | DP | PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO) | MEDIA PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO) | PROVEEDOR 1 | PROVEEDOR 2 | PROVEEDOR 3 | PROVEEDOR 4 | PROVEEDOR 5 | PROVEEDOR 6 | PROVEEDOR 7 |
|------|--|-----------------------------|----|----|----|----|----|----|--------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 51 | GAFAS DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA CON GRADUACIÓN MONOFOCAL | 35 | | | 35 | | | | 500,00 € | 500,00 € | | | | | | | |
| 52 | PERCHERO DE PIE RODABLE PRENDAS PROTECCION RADIOLOGICA | 6 | | | 6 | | | | 1.300,00 € | 1.300,00 € | | | | | | | |
| 53 | DELANTAL CONTRA RADIACIÓN X PROTECCIÓN RADIOLÓGICA FRONTAL DE 0.50MM-Talla: PEQUEÑA | 102 | | | ## | | | | 750,00 € | 750,00 € | | | | | | | |
| 54 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA GONADALES TRIANGULARES | 45 | | | 45 | | | | 100,00 € | 100,00 € | | | | | | | |
| 55 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA COLLARINES | 102 | | | ## | | | | 200,00 € | 200,00 € | | | | | | | |
| 56 | BATA PROTECCION RADIOLOGICA 0,35/0,25 mm Pb-Talla: Grande | 6 | | | 6 | | | | 800,00 € | 800,00 € | | | | | | | |
| 57 | BATA PROTECCION RADIOLOGICA 0,50/0,25 mm equivalente-Talla: Grande | 20 | 10 | | 10 | | | | 800,00 € | 877,00 € | | | | | | | |
| 58 | CHALECO Y FALDA 0,25 | 20 | 10 | | 10 | | | | 1.000,00 € | 1.000,00 € | | | | | | | |
| 59 | CHALECO Y FALDA 0,35 | 20 | 10 | | 10 | | | | 1.000,00 € | 1.000,00 € | | | | | | | |
| 60 | CHALECO Y FALDA 0,50 | 20 | 10 | | 10 | | | | 1.300,00 € | 1.300,00 € | | | | | | | |
| 61 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA MÁNDILES 0,25 | 40 | 20 | | 20 | | | | 650,00 € | 650,00 € | | | | | | | |
| 62 | DELANTAL CONTRA RADIACIÓN X PRO-TECCION RADIOLOGICA FRONTAL DE 0.35MM-T-M [100-115] LONG ESTANDAR [90-100] | 40 | 20 | | 20 | | | | 750,00 € | 750,00 € | | | | | | | |
| 63 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA GAFAS | 102 | | | ## | | | | 300,00 € | 389,00 € | | | | | | | |
| 64 | HEARTSIM 200 CARDIAC | 2 | | | 2 | | | | 1.753,29 € | 1.753,29 € | | | 1.753,29 € | | | | |
| 65 | Maniquí adulto P/RCP | 1 | | | 1 | | | | 6.411,79 € | 6.411,79 € | | | 6.411,79 € | | | | |
| 66 | SIMPAD PLUS SYSTEM | 1 | | | 1 | | | | 5.805,58 € | 5.805,58 € | | | 5.805,58 € | | | | |
| 67 | CABEZA INTUBACION DIFICIL | 1 | | | 1 | | | | 2.418,79 € | 2.418,79 € | | 2.418,79 € | 2.418,79 € | | | | |
| 68 | GRABADORAS (CAPTURADORA DE VIDEO FULL HD Y FOTOS PARA ENDOSCOPIAS) | 3 | | | 3 | | | | 14.000,00 € | 12.757,43 € | | 14.000,00 € | | | | | |
| 69 | MONITORES FULL HD DE 32" SALAS 1,2,3 Y 4 | 6 | | | 6 | | | | 12.100,00 € | 12.100,00 € | | | | | | | |
| 70 | Servidor de cartelería con monitores | 42 | | | 42 | | | | 2.261,90 € | 2.261,90 € | | | | | | | |
| 71 | SILLONES DE EXPLORACIÓN DE CONSULTA | 5 | | | 5 | | | | 1.000,00 € | 1.000,00 € | | | | | | | |
| 72 | EQUIPO DE MAGNETOTERAPIA | 5 | | | 1 | 2 | 2 | | 4.500,00 € | 4.500,00 € | | | | | | | |
| 73 | BANCO EJERCICIOS MIEMBROS SUPERIORES E INFERIORES | 2 | | | | 2 | | | 3.025,00 € | 3.025,00 € | | | | | | | |
| 74 | Bascula electrónica para bebés con talla | 13 | | | 4 | 3 | 6 | | 459,80 € | 459,80 € | | | | | | | |
| 75 | BICICLETA ESTÁTICA | 4 | | | 0 | 4 | 0 | | 1.815,00 € | 1.815,00 € | | | | | | | |
| 76 | Biombo de tres cuerpos | 52 | | | 0 | 52 | 0 | | 363,00 € | 363,00 € | | | | | | | |
| 77 | Camilla exploración adulto | 161 | | | 29 | 55 | 77 | | 302,50 € | 302,50 € | | | | | | | |
| 78 | Camilla exploración adulto-Hidráulica de 3 cuerpos | 56 | | | 12 | 21 | 23 | | 1.452,00 € | 1.391,50 € | | | | 1.391,50 € | | | |
| 79 | CAMILLA DE ALTURA FIJA | 27 | | | 2 | 21 | 4 | | 2.178,00 € | 2.178,00 € | | | | | | | |
| 80 | CARRO DE CURA | 127 | | | 19 | 54 | 54 | | 326,70 € | 326,70 € | | | | | | | |
| 81 | CARRO DE PARADA Y URGENCIAS | 25 | | | 5 | 13 | 7 | | 1.391,50 € | 1.391,50 € | | | | | | | |
| 82 | CARRO MIXTO DE ROPA LIMPIA Y SUCIA | 13 | | | 5 | 6 | 2 | | 411,40 € | 411,40 € | | | | | | | |
| 83 | CUBO DE 20 L. | 202 | | | 39 | 69 | 94 | | 121,00 € | 121,00 € | | | | | | | |
| 84 | ESCALERA Y RAMPA | 2 | | | 0 | 2 | 0 | | 3.630,00 € | 3.630,00 € | | | | | | | |
| 85 | ESPEJO MOVIL CUADRICULADO | 2 | | | 0 | 2 | 0 | | 1.210,00 € | 1.210,00 € | | | | | | | |
| 86 | FRIGORIFICO | 41 | | | 9 | 20 | 12 | | 1.470,15 € | 1.580,00 € | | | | | | | |
| 87 | LAMPARA DE EXPLORACIÓN CON LUPA DE 5 DIOPTRIAS | 122 | | | 7 | 28 | 87 | | 242,00 € | 242,00 € | | | | | | | |
| 88 | LAMPARA DE EXPLORACIÓN CON RUEDAS | 85 | | | 30 | 51 | 4 | | 193,60 € | 193,60 € | | | | | | | |
| 89 | MESA AUXILIAR INSTRUMENTAL TIPO MAYO | 53 | | | 2 | 46 | 5 | | 665,50 € | 665,50 € | | | | | | | |
| 90 | MESA CAMBIA PAÑALES HORIZONTAL | 10 | | | 2 | 1 | 7 | | 302,50 € | 302,50 € | | | | | | | |
| 91 | MESA DE EJERCICIOS DE MANOS | 2 | | | 0 | 2 | 0 | | 3.630,00 € | 3.630,00 € | | | | | | | |
| 92 | MESA DE RECONOCIMIENTO GINECOLÓGICO | 6 | | | 1 | 1 | 4 | | 4.840,00 € | 6.690,73 € | | | | | 5.566,00 € | | |
| 93 | RUEDA DE HOMBRO | 2 | | | 0 | 2 | 0 | | 1.210,00 € | 1.210,00 € | | | | | | | |
| 94 | SILLA DE RUEDAS PLEGABLE | 56 | | | 6 | 45 | 5 | | 453,75 € | 403,70 € | | | | | | | |
| 95 | Sillón toma de muestras en acero inox | 25 | | | 2 | 23 | 0 | | 605,00 € | 605,00 € | | | | | | | |
| 96 | SILLON PACIENTE | 33 | | | 4 | 21 | 8 | | 786,50 € | 665,50 € | | | | 665,50 € | | | |
| 97 | SOPORTE PORTASUEROS | 57 | | | 7 | 35 | 15 | | 217,80 € | 229,90 € | | | | | | | |
| 98 | TABURETE HIDRÁULICO Y RODABLE CON BASE EN PLÁSTICO INYECTADO | 47 | | | 0 | 47 | 0 | | 242,00 € | 962,60 € | | | | | | | |
| 99 | TALLIMETRO HORIZONTAL | 39 | | | 4 | 29 | 6 | | 145,20 € | 145,20 € | | | | | | | |
| 100 | TENSIOMETRO P / pared fijo-PEDIATRICO | 51 | | | 6 | 32 | 13 | | 133,10 € | 188,00 € | | | | | | | |
| 101 | TERMÓMETRO DIGITAL CON SENSOR DE INFRARROJOS S/ CONTACTO | 179 | | | 38 | 55 | 86 | | 60,50 € | 60,50 € | | | | | | | |
| 102 | VITRINAS DE DOS PUERTAS | 208 | | | 29 | 85 | 94 | | 605,00 € | 605,00 € | | | | | | | |
| 103 | ECÓGRAFO PARA UCI | 1 | | | 1 | | | | 18.150,00 € | 23.000,00 € | | | | | | | |

Código: 6hWMS714PFIRMAa098GbXbM2bb051w Fecha: 26/07/2023

Firmado Por: MANUEL RAFAEL VIDA GUTIERREZ

Uri De Verificación: <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/>

Página: 8/23



ANEXO II

| LOTE | DESCRIPCIÓN EQUIPO | CANTIDAD TOTAL DEL CONTRATO | HT | HI | HP | DA | DL | DP | PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO) | MEDIA PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO) | PROVEEDOR 8 | PROVEEDOR 9 | PROVEEDOR 10 | PROVEEDOR 11 | PROVEEDOR 12 | PROVEEDOR 13 | PROVEEDOR 14 |
|------|---|-----------------------------|----|----|----|----|----|----|--------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | GENERADOR BIPOLAR GINECOLOGIA-UROLOGIA | 3 | 3 | | | | | | 10.800,00 € | 11.766,67 € | | | | 16.500,00 € | | | |
| 2 | MONITOR PARA INSUFLACIÓN CO2 COLONOSCOPIA VIRTUAL | 1 | 1 | | | | | | 15.000,00 € | 17.600,00 € | | | | | | 17.600,00 € | |
| 3 | EQUIPO DE DIATERMIA PARA REHABILITACIÓN | 1 | 1 | | | | | | 11.000,00 € | 20.570,00 € | | | | | | | |
| 4 | TORRE ENDOSCOPIA DIAGNÓSTICA Y TRATAMIENTO DISFAGIA Y PATOLOGÍA VOZ PARA REHABILITACIÓN | 1 | 1 | | | | | | 27.000,00 € | 52.669,53 € | | | | | | | |
| 5 | EQUIPO DE ESTIMULACIÓN Y BIOFEEDBACK PARA LA REPROGRAMACIÓN NEUROMUSCULAR ESTÁTICA O DINÁMICA PARA LA REHABILITACIÓN PERIANAL | 1 | 1 | | | | | | 8.000,00 € | 10.285,00 € | | | | | | | |
| 6 | ECÓGRAFO DE BOLSILLO | 8 | 8 | | | | | | 5.626,50 € | 6.950,00 € | | | | | | | |
| 7 | JUEGO COMPLETO DE SEPARADOR LARINGOFARINGOSCOPIO | 1 | 1 | | | | | | 34.000,00 € | 34.000,00 € | | | | | 34.000,00 € | | |
| 8 | EQUIPO PARA SIALOENDOSCOPIAS PARA ORL | 1 | 1 | | | | | | 12.000,00 € | 12.000,00 € | | | | | | | |
| 9 | PRUEBAS CALÓRICAS PARA ORL | 1 | 1 | | | | | | 23.000,00 € | 23.000,00 € | | | | | | | |
| 10 | MICROSCOPIO PARA CONSULTA ORL | 4 | 2 | 2 | | | | | 13.500,00 € | 12.399,48 € | 13.500,00 € | 13.597,93 € | | | | | |
| 11 | FOTÓFORO CON CÁMARA PARA ORL | 2 | 2 | | | | | | 3.500,00 € | 3.500,00 € | | | | | | | |
| 12 | LAMPARA DE HENDIDURA | 1 | 1 | | | | | | 18.150,00 € | 18.721,50 € | 19.293,00 € | | | | | | |
| 13 | ANALIZADOR DE BIOIMPEDANCIA | 2 | 2 | | | | | | 9.680,00 € | 9.680,00 € | | | | | | | |
| 14 | TORRE VIDEOCITOSCOPIO PARA UROLOGIA | 1 | 1 | | | | | | 29.000,00 € | 37.613,64 € | | | | | | | |
| 15 | INCUBADOR REFRIGERADO PARA MICROBIOLOGIA | 1 | 1 | | | | | | 9.559,00 € | 9.559,00 € | | | | | | | |
| 16 | CABINA DE FILTRACION DE GASES QUÍMICOS | 2 | 1 | 1 | | | | | 13.310,00 € | 13.310,00 € | | | | | | | |
| 17 | EQUIPOS PARA LA REALIZACIÓN DEL TEST DEL SUDOR | 1 | 1 | | | | | | 28.000,00 € | 28.000,00 € | | | | | | | |
| 18 | VISUALIZADOR DE VENAS | 10 | 10 | | | | | | 9.075,00 € | 9.075,00 € | | | | | | | |
| 19 | CONJUNTO INSTRUMENTAL PARA CIRUGIA ENDOSCOPICA DE OIDO | 1 | 1 | | | | | | 8.000,00 € | 9.000,00 € | | | | | | | |
| 20 | BAÑO TERMOSTÁTICO DE PEPITAS METÁLICAS DE 6 LITROS | 1 | 1 | | | | | | 2.299,00 € | 2.288,11 € | | | | | | | 2.288,11 € |
| 21 | BAÑO SECO DIGITAL | 1 | 1 | | | | | | 1.966,25 € | 1.966,25 € | | | | | | | |
| 22 | CENTRIFUGA MINI SPIN | 3 | 1 | | | | 2 | | 1.754,50 € | 1.710,94 € | | | | | | | 1.710,94 € |
| 23 | CENTRIFUGA PARA TUBOS EPPENDORF | 2 | 2 | | | | | | 3.388,00 € | 3.342,02 € | | | | | | | 3.342,02 € |
| 24 | CENTRIFUGA REFRIGERADA | 1 | 1 | | | | | | 15.246,00 € | 14.386,90 € | | | | | | | 14.386,90 € |
| 25 | CONCENTRADOR DE MUESTRAS PARA ANÁLISIS DE ESTEROIDES PARA LABORATORIO | 1 | 1 | | | | | | 3.993,00 € | 3.993,00 € | | | | | | | |
| 26 | CONTADOR CELULAR AUTOMATIZADO PARA LABORATORIO | 1 | 1 | | | | | | 7.018,00 € | 6.969,60 € | | | | | | | 6.969,60 € |
| 27 | EVAPORADOR PARA LABORATORIO | 1 | 1 | | | | | | 3.025,00 € | 2.958,45 € | | | | | | | 2.958,45 € |
| 28 | GENERADOR DE NITROGENO PARA CONDENSACIÓN Y EVAPORACIÓN DE MUESTRAS BIOLÓGICAS PARA LABORATORIO | 1 | 1 | | | | | | 15.730,00 € | 15.730,00 € | | | | | | | |
| 29 | MAQUINA DE HIELO COMPACTO TROCEADO | 2 | 2 | | | | | | 3.872,00 € | 3.154,00 € | | | | | | | 3.154,00 € |
| 30 | MICROCENTRIFUGA REFRIGERADA | 1 | 1 | | | | | | 4.450,00 € | 4.450,00 € | | | | | | | |
| 31 | OSMÓMETRO PARA LABORATORIO | 1 | 1 | | | | | | 18.500,00 € | 18.500,00 € | | | | | | | |
| 32 | PLATAFORMA DE MONITORIZACIÓN HEMODINÁMICA | 2 | 2 | | | | | | 44.000,00 € | 44.000,00 € | | | 44.000,00 € | | | | |
| 33 | GRUA DE TECHO PARA UCI | 8 | 8 | | | | | | 5.324,00 € | 5.219,50 € | | | | | | | |
| 34 | AMPLIACIÓN SISTEMA DE MONITORIZACIÓN DE OCHO PUESTOS DE PACIENTE PARA UCI | 1 | 1 | | | | | | 157.000,00 € | 157.000,00 € | | | | | | | |
| 35 | CONTENEDOR CRIOGÉNICO NITROGENO | 1 | 1 | | | | | | 27.000,00 € | 27.000,00 € | | | | | | | |
| 36 | BAÑO DE ULTRASONIDOS PARA LABORATORIO | 1 | 1 | | | | | | 3.500,00 € | 3.500,00 € | | | | | | | |
| 37 | CARRO DE TRANSPORTE CERRADO PARA EL SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN PARA 9 CONTENEDORES DIN | 4 | 4 | | | | | | 2.244,97 € | 2.427,49 € | | | | | | | |
| 38 | CARRO DE TRANSPORTE CERRADO PARA EL SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN PARA 6 CONTENEDORES DIN | 8 | 8 | | | | | | 2.003,58 € | 2.186,79 € | | | | | | | |
| 39 | ESTANFERÍA MODULAR CROMADA PARA EL SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN CON 5 ESTANTES | 40 | 40 | | | | | | 810,00 € | 810,00 € | | | | | | | |
| 40 | ESTACIÓN DE EMPAQUETADO ERGONOMICA PARA EL SERVICIO DE ESTERILIZACION DE ACERO INOXIDABLE | 5 | 5 | | | | | | 7.924,11 € | 8.290,00 € | | | | | | | |
| 41 | DISPOSITIVO DE LIMPIEZA POR ULTRASONIDOS CON TECNOLOGIA DE LAVADO DE CANALES PARA INSTRUMENTOS HUECOS Y DESINFECCIÓN TÉRMICA INCLUYENDO CONEXIONES ESPECÍFICAS PARA INSTRUMENTAL de ROBOT QUIRÚRGICO DA VINCI | 1 | 1 | | | | | | 70.000,00 € | 70.000,00 € | | | | | | | |
| 42 | SELLADORA DE BOLSAS AUTOMÁTICA PARA EL SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN | 2 | 2 | | | | | | 5.808,00 € | 6.510,00 € | | | | | | | |
| 43 | LAVADORA TERMO DESINFECTADORA DE 18 CETAS DIN Y 2 PUERTAS PARA EL SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN | 1 | 1 | | | | | | 76.000,00 € | 76.000,00 € | | | | | | | |
| 44 | ESTACIÓN DE LAVADO COMPLETA PARA EL SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN | 1 | 1 | | | | | | 6.000,00 € | 6.000,00 € | | | | | | | |
| 45 | DISPOSITIVO PARA ONDA CORTA | 1 | | 1 | | | | | 6.000,00 € | 6.000,00 € | | | | | | | |
| 46 | Pulsioxímetro Resonancia magnetica | 1 | | 1 | | | | | 5.000,00 € | 5.000,00 € | | | | | | | |
| 47 | Regulación de la presión de torniquetes | 1 | | 1 | | | | | 5.000,00 € | 5.000,00 € | | | | | | | |
| 48 | ESTUFA DE CULTIVO | 5 | | 2 | 3 | | | | 1.500,00 € | 1.500,00 € | | | | | | | |
| 49 | ARCO BALCANICO | 7 | | 7 | | | | | 3.700,00 € | 3.700,00 € | | | | | | | |
| 50 | BAÑO DE FLOTACIÓN | 1 | | 1 | | | | | 2.000,00 € | 2.000,00 € | | | | | | | |

| | | | |
|----------------------------|---|---------------|------------|
| Código: | 6hwMS714PFIRMAa098GbXbM2bb051w | Fecha | 26/07/2023 |
| Firmado Por | MANUEL RAFAEL VIDA GUTIERREZ | Página | 9/23 |
| Uri De Verificación | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ | | |



| LOTE | DESCRIPCIÓN EQUIPO | CANTIDAD TOTAL DEL CONTRATO | HT | HI | HP | DA | DL | DP | PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO) | MEDIA PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO) | PROVEEDOR 8 | PROVEEDOR 9 | PROVEEDOR 10 | PROVEEDOR 11 | PROVEEDOR 12 | PROVEEDOR 13 | PROVEEDOR 14 |
|------|--|-----------------------------|----|----|----|----|----|----|--------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 51 | GAFAS DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA CON GRADUACIÓN MONOFOCAL | 35 | | | 35 | | | | 500,00 € | 500,00 € | | | | | | | |
| 52 | PERCHERO DE PIE RODABLE PRENDAS PROTECCION RADIOLOGICA | 6 | | | 6 | | | | 1.300,00 € | 1.300,00 € | | | | | | 1.300,00 € | |
| 53 | DELANTAL CONTRA RADIACIÓN X PROTECCIÓN RADIOLÓGICA FRONTAL DE 0.50MM-Talla: PEQUEÑA | 102 | | | ## | | | | 750,00 € | 750,00 € | | | | | | | |
| 54 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA GONADALES TRIANGULARES | 45 | | | 45 | | | | 100,00 € | 100,00 € | | | | | | 100,00 € | |
| 55 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA COLLARINES | 102 | | | ## | | | | 200,00 € | 200,00 € | | | | | | 200,00 € | |
| 56 | BATA PROTECCION RADIOLOGICA 0,35/0,25 mm Pb-Talla: Grande | 6 | | | 6 | | | | 800,00 € | 800,00 € | | | | | | | |
| 57 | BATA PROTECCION RADIOLOGICA 0,50/0,25 mm equivalente-Talla: Grande | 20 | 10 | | 10 | | | | 800,00 € | 877,00 € | | | | | | 954,00 € | |
| 58 | CHALECO Y FALDA 0,25 | 20 | 10 | | 10 | | | | 1.000,00 € | 1.000,00 € | | | | | | 1.000,00 € | |
| 59 | CHALECO Y FALDA 0,35 | 20 | 10 | | 10 | | | | 1.000,00 € | 1.000,00 € | | | | | | 1.000,00 € | |
| 60 | CHALECO Y FALDA 0,50 | 20 | 10 | | 10 | | | | 1.300,00 € | 1.300,00 € | | | | | | 1.300,00 € | |
| 61 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA MÁNDILES 0,25 | 40 | 20 | | 20 | | | | 650,00 € | 650,00 € | | | | | | 650,00 € | |
| 62 | DELANTAL CONTRA RADIACIÓN X PRO-TECCION RADIOLOGICA FRONTAL DE 0.35MM-T-M [100-115] LONG ESTANDAR [90-100] | 40 | 20 | | 20 | | | | 750,00 € | 750,00 € | | | | | | 750,00 € | |
| 63 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA GAFAS | 102 | | | ## | | | | 300,00 € | 389,00 € | | | | | | 478,00 € | |
| 64 | HEARTSIM 200 CARDIAC | 2 | | | 2 | | | | 1.753,29 € | 1.753,29 € | | | | | | | |
| 65 | Maniquí adulto P/RCP | 1 | | | 1 | | | | 6.411,79 € | 6.411,79 € | | | | | | | |
| 66 | SIMPAD PLUS SYSTEM | 1 | | | 1 | | | | 5.805,58 € | 5.805,58 € | | | | | | | |
| 67 | CABEZA INTUBACION DIFICIL | 1 | | | 1 | | | | 2.418,79 € | 2.418,79 € | | | | | | | |
| 68 | GRABADORAS (CAPTURADORA DE VIDEO FULL HD Y FOTOS PARA ENDOSCOPIAS) | 3 | | | 3 | | | | 14.000,00 € | 12.757,43 € | | | | 14.000,00 € | 14.000,00 € | | |
| 69 | MONITORES FULL HD DE 32" SALAS 1,2,3 Y 4 | 6 | | | 6 | | | | 12.100,00 € | 12.100,00 € | | | | | | | |
| 70 | Servidor de cartelería con monitores | 42 | | | 42 | | | | 2.261,90 € | 2.261,90 € | | | | | | | |
| 71 | SILLONES DE EXPLORACIÓN DE CONSULTA | 5 | | | 5 | | | | 1.000,00 € | 1.000,00 € | | | | | | | |
| 72 | EQUIPO DE MAGNETOTERAPIA | 5 | | | 1 | 2 | 2 | | 4.500,00 € | 4.500,00 € | | | | | | | |
| 73 | BANCO EJERCICIOS MIEMBROS SUPERIORES E INFERIORES | 2 | | | | 2 | | | 3.025,00 € | 3.025,00 € | | | | | | | |
| 74 | Bascula electrónica para bebés con talla | 13 | | | 4 | 3 | 6 | | 459,80 € | 459,80 € | | | | | | | |
| 75 | BICICLETA ESTÁTICA | 4 | | | 0 | 4 | 0 | | 1.815,00 € | 1.815,00 € | | | | | | | |
| 76 | Bimbo de tres cuerpos | 52 | | | 0 | 52 | 0 | | 363,00 € | 363,00 € | | | | | | | |
| 77 | Camilla exploración adulto | 161 | | | 29 | 55 | 77 | | 302,50 € | 302,50 € | | | | | | | |
| 78 | Camilla exploración adulto-Hidráulica de 3 cuerpos | 56 | | | 12 | 21 | 23 | | 1.452,00 € | 1.391,50 € | | | | | | | |
| 79 | CAMILLA DE ALTURA FIJA | 27 | | | 2 | 21 | 4 | | 2.178,00 € | 2.178,00 € | | | | | | | |
| 80 | CARRO DE CURA | 127 | | | 19 | 54 | 54 | | 326,70 € | 326,70 € | | | | | | | |
| 81 | CARRO DE PARADA Y URGENCIAS | 25 | | | 5 | 13 | 7 | | 1.391,50 € | 1.391,50 € | | | | | | | |
| 82 | CARRO MIXTO DE ROPA LIMPIA Y SUCIA | 13 | | | 5 | 6 | 2 | | 411,40 € | 411,40 € | | | | | | | |
| 83 | CUBO DE 20 L. | 202 | | | 39 | 69 | 94 | | 121,00 € | 121,00 € | | | | | | | |
| 84 | ESCALERA Y RAMPA | 2 | | | 0 | 2 | 0 | | 3.630,00 € | 3.630,00 € | | | | | | | |
| 85 | ESPEJO MOVIL CUADRICULADO | 2 | | | 0 | 2 | 0 | | 1.210,00 € | 1.210,00 € | | | | | | | |
| 86 | FRIGORIFICO | 41 | | | 9 | 20 | 12 | | 1.470,15 € | 1.580,00 € | | | | | | | |
| 87 | LAMPARA DE EXPLORACIÓN CON LUPA DE 5 DIOPTRIAS | 122 | | | 7 | 28 | 87 | | 242,00 € | 242,00 € | | | | | | | |
| 88 | LAMPARA DE EXPLORACIÓN CON RUEDAS | 85 | | | 30 | 51 | 4 | | 193,60 € | 193,60 € | | | | | | | |
| 89 | MESA AUXILIAR INSTRUMENTAL TIPO MAYO | 53 | | | 2 | 46 | 5 | | 665,50 € | 665,50 € | | | | | | | |
| 90 | MESA CAMBIA PAÑALES HORIZONTAL | 10 | | | 2 | 1 | 7 | | 302,50 € | 302,50 € | | | | | | | |
| 91 | MESA DE EJERCICIOS DE MANOS | 2 | | | 0 | 2 | 0 | | 3.630,00 € | 3.630,00 € | | | | | | | |
| 92 | MESA DE RECONOCIMIENTO GINECOLÓGICO | 6 | | | 1 | 1 | 4 | | 4.840,00 € | 6.690,73 € | | | | | | | |
| 93 | RUEDA DE HOMBRO | 2 | | | 0 | 2 | 0 | | 1.210,00 € | 1.210,00 € | | | | | | | |
| 94 | SILLA DE RUEDAS PLEGABLE | 56 | | | 6 | 45 | 5 | | 453,75 € | 403,70 € | | | | | | | |
| 95 | Sillón toma de muestras en acero inox | 25 | | | 2 | 23 | 0 | | 605,00 € | 605,00 € | | | | | | | |
| 96 | SILLON PACIENTE | 33 | | | 4 | 21 | 8 | | 786,50 € | 665,50 € | | | | | | | |
| 97 | SOPORTE PORTASUEROS | 57 | | | 7 | 35 | 15 | | 217,80 € | 229,90 € | | | | | | | |
| 98 | TABURETE HIDRÁULICO Y RODABLE CON BASE EN PLÁSTICO INYECTADO | 47 | | | 0 | 47 | 0 | | 242,00 € | 962,60 € | | | | | | | |
| 99 | TALLIMETRO HORIZONTAL | 39 | | | 4 | 29 | 6 | | 145,20 € | 145,20 € | | | | | | | |
| 100 | TENSIOMETRO P / pared fijo-PEDIATRICO | 51 | | | 6 | 32 | 13 | | 133,10 € | 188,00 € | | | | | | | |
| 101 | TERMÓMETRO DIGITAL CON SENSOR DE INFRARROJOS S/ CONTACTO | 179 | | | 38 | 55 | 86 | | 60,50 € | 60,50 € | | | | | | | |
| 102 | VITRINAS DE DOS PUERTAS | 208 | | | 29 | 85 | 94 | | 605,00 € | 605,00 € | | | | | | | |
| 103 | ECÓGRAFO PARA UCI | 1 | | | 1 | | | | 18.150,00 € | 23.000,00 € | | | | | | | |

Código: 6hWMS714PFIRMAa098GbXbM2bb051w Fecha: 26/07/2023

Firmado Por: MANUEL RAFAEL VIDA GUTIERREZ

Uri De Verificación: <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/>

Página: 10/23



ANEXO II

| LOTE | DESCRIPCIÓN EQUIPO | CANTIDAD TOTAL DEL CONTRATO | HT | HI | HP | DA | DL | DP | PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO) | MEDIA PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO) | PROVEEDOR 15 | PROVEEDOR 16 | PROVEEDOR 17 | PROVEEDOR 18 | PROVEEDOR 19 | PROVEEDOR 20 | PROVEEDOR 21 |
|------|---|-----------------------------|----|----|----|----|----|----|--------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | GENERADOR BIPOLAR GINECOLOGIA-UROLOGIA | 3 | 3 | | | | | | 10.800,00 € | 11.766,67 € | | | | | | | |
| 2 | MONITOR PARA INSUFLACIÓN CO2 COLONOSCOPIA VIRTUAL | 1 | 1 | | | | | | 15.000,00 € | 17.600,00 € | | | | | | | |
| 3 | EQUIPO DE DIATERMIA PARA REHABILITACIÓN | 1 | 1 | | | | | | 11.000,00 € | 20.570,00 € | | | 20.570,00 € | | | | |
| 4 | TORRE ENDOSCOPIA DIAGNÓSTICA Y TRATAMIENTO DISFAGIA Y PATOLOGÍA VOZ PARA REHABILITACIÓN | 1 | 1 | | | | | | 27.000,00 € | 52.669,53 € | | | | 76.839,06 € | | | |
| 5 | EQUIPO DE ESTIMULACIÓN Y BIOFEEDBACK PARA LA REPROGRAMACIÓN NEUROMUSCULAR ESTÁTICA O DINÁMICA PARA LA REHABILITACIÓN PERIANAL | 1 | 1 | | | | | | 8.000,00 € | 10.285,00 € | | | 10.285,00 € | | | | |
| 6 | ECÓGRAFO DE BOLSILLO | 8 | 8 | | | | | | 5.626,50 € | 6.950,00 € | | 6.500,00 € | | | | | |
| 7 | JUEGO COMPLETO DE SEPARADOR LARINGOFARINGOSCOPIO | 1 | 1 | | | | | | 34.000,00 € | 34.000,00 € | | | | | | | |
| 8 | EQUIPO PARA SIALOENDOSCOPIAS PARA ORL | 1 | 1 | | | | | | 12.000,00 € | 12.000,00 € | | | | | | | |
| 9 | PRUEBAS CALÓRICAS PARA ORL | 1 | 1 | | | | | | 23.000,00 € | 23.000,00 € | | | | 23.000,00 € | | | |
| 10 | MICROSCOPIO PARA CONSULTA ORL | 4 | 2 | 2 | | | | | 13.500,00 € | 12.399,48 € | | | | 13.500,00 € | | | |
| 11 | FOTÓFORO CON CÁMARA PARA ORL | 2 | 2 | | | | | | 3.500,00 € | 3.500,00 € | | | | 3.500,00 € | | | |
| 12 | LAMPARA DE HENDIDURA | 1 | 1 | | | | | | 18.150,00 € | 18.721,50 € | | | | 18.150,00 € | | | |
| 13 | ANALIZADOR DE BIOIMPEDANCIA | 2 | 2 | | | | | | 9.680,00 € | 9.680,00 € | | | | | | | |
| 14 | TORRE VIDEOCITOSCOPIO PARA UROLOGIA | 1 | 1 | | | | | | 29.000,00 € | 37.613,64 € | | | | | | | |
| 15 | INCUBADOR REFRIGERADO PARA MICROBIOLOGIA | 1 | 1 | | | | | | 9.559,00 € | 9.559,00 € | | | | | | | |
| 16 | CABINA DE FILTRACION DE GASES QUÍMICOS | 2 | 1 | 1 | | | | | 13.310,00 € | 13.310,00 € | | | | | | | |
| 17 | EQUIPOS PARA LA REALIZACIÓN DEL TEST DEL SUDOR | 1 | 1 | | | | | | 28.000,00 € | 28.000,00 € | | | | | | | |
| 18 | VISUALIZADOR DE VENAS | 10 | 10 | | | | | | 9.075,00 € | 9.075,00 € | | | | | | | |
| 19 | CONJUNTO INSTRUMENTAL PARA CIRUGIA ENDOSCOPICA DE OIDO | 1 | 1 | | | | | | 8.000,00 € | 9.000,00 € | | | | | | | |
| 20 | BAÑO TERMOSTÁTICO DE PEPITAS METÁLICAS DE 6 LITROS | 1 | 1 | | | | | | 2.299,00 € | 2.288,11 € | | | | | | | |
| 21 | BAÑO SECO DIGITAL | 1 | 1 | | | | | | 1.966,25 € | 1.966,25 € | | | | | | | |
| 22 | CENTRIFUGA MINI SPIN | 3 | 1 | | | | 2 | | 1.754,50 € | 1.710,94 € | | | | | | | |
| 23 | CENTRIFUGA PARA TUBOS EPPENDORF | 2 | 2 | | | | | | 3.388,00 € | 3.342,02 € | | | | | | | |
| 24 | CENTRIFUGA REFRIGERADA | 1 | 1 | | | | | | 15.246,00 € | 14.386,90 € | | | | | | | |
| 25 | CONCENTRADOR DE MUESTRAS PARA ANÁLISIS DE ESTEROIDES PARA LABORATORIO | 1 | 1 | | | | | | 3.993,00 € | 3.993,00 € | | | | | | | |
| 26 | CONTADOR CELULAR AUTOMATIZADO PARA LABORATORIO | 1 | 1 | | | | | | 7.018,00 € | 6.969,60 € | | | | | | | |
| 27 | EVAPORADOR PARA LABORATORIO | 1 | 1 | | | | | | 3.025,00 € | 2.958,45 € | | | | | | | |
| 28 | GENERADOR DE NITROGENO PARA CONDENSACIÓN Y EVAPORACIÓN DE MUESTRAS BIOLÓGICAS PARA LABORATORIO | 1 | 1 | | | | | | 15.730,00 € | 15.730,00 € | | | | | | | |
| 29 | MAQUINA DE HIELO COMPACTO TROCEADO | 2 | 2 | | | | | | 3.872,00 € | 3.154,00 € | | | | | | | |
| 30 | MICROCENTRIFUGA REFRIGERADA | 1 | 1 | | | | | | 4.450,00 € | 4.450,00 € | | | | | | | |
| 31 | OSMÓMETRO PARA LABORATORIO | 1 | 1 | | | | | | 18.500,00 € | 18.500,00 € | | | | | | | |
| 32 | PLATAFORMA DE MONITORIZACIÓN HEMODINÁMICA | 2 | 2 | | | | | | 44.000,00 € | 44.000,00 € | | | | | | | |
| 33 | GRUA DE TECHO PARA UCI | 8 | 8 | | | | | | 5.324,00 € | 5.219,50 € | | | | | | | |
| 34 | AMPLIACIÓN SISTEMA DE MONITORIZACIÓN DE OCHO PUESTOS DE PACIENTE PARA UCI | 1 | 1 | | | | | | 157.000,00 € | 157.000,00 € | | | | | | | |
| 35 | CONTENEDOR CRIOGÉNICO NITROGENO | 1 | 1 | | | | | | 27.000,00 € | 27.000,00 € | | | | | | | |
| 36 | BAÑO DE ULTRASONIDOS PARA LABORATORIO | 1 | 1 | | | | | | 3.500,00 € | 3.500,00 € | | | | | | | |
| 37 | CARRO DE TRANSPORTE CERRADO PARA EL SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN PARA 9 CONTENEDORES DIN | 4 | 4 | | | | | | 2.244,97 € | 2.427,49 € | | | | | | | 2.610,00 € |
| 38 | CARRO DE TRANSPORTE CERRADO PARA EL SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN PARA 6 CONTENEDORES DIN | 8 | 8 | | | | | | 2.003,58 € | 2.186,79 € | | | | | | | 2.370,00 € |
| 39 | ESTANFERÍA MODULAR CROMADA PARA EL SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN CON 5 ESTANTES | 40 | 40 | | | | | | 810,00 € | 810,00 € | | | | | | | |
| 40 | ESTACIÓN DE EMPAQUETADO ERGONOMICA PARA EL SERVICIO DE ESTERILIZACION DE ACERO INOXIDABLE | 5 | 5 | | | | | | 7.924,11 € | 8.290,00 € | | | | | | | 8.290,00 € |
| 41 | DISPOSITIVO DE LIMPIEZA POR ULTRASONIDOS CON TECNOLOGIA DE LAVADO DE CANALES PARA INSTRUMENTOS HUECOS Y DESINFECCIÓN TÉRMICA INCLUYENDO CONEXIONES ESPECÍFICAS PARA INSTRUMENTAL de ROBOT QUIRÚRGICO DA VINCI | 1 | 1 | | | | | | 70.000,00 € | 70.000,00 € | | | | | | | 70.000,00 € |
| 42 | SELLADORA DE BOLSAS AUTOMÁTICA PARA EL SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN | 2 | 2 | | | | | | 5.808,00 € | 6.510,00 € | | | | | | | 6.510,00 € |
| 43 | LAVADORA TERMO DESINFECTADORA DE 18 CETAS DIN Y 2 PUERTAS PARA EL SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN | 1 | 1 | | | | | | 76.000,00 € | 76.000,00 € | | | | | | | |
| 44 | ESTACIÓN DE LAVADO COMPLETA PARA EL SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN | 1 | 1 | | | | | | 6.000,00 € | 6.000,00 € | | | | | | | 6.000,00 € |
| 45 | DISPOSITIVO PARA ONDA CORTA | 1 | | 1 | | | | | 6.000,00 € | 6.000,00 € | | | | | | | |
| 46 | Pulsioxímetro Resonancia magnetica | 1 | | 1 | | | | | 5.000,00 € | 5.000,00 € | | | | | 5.000,00 € | | |
| 47 | Regulación de la presión de torniquetes | 1 | | 1 | | | | | 5.000,00 € | 5.000,00 € | | | | | | | |
| 48 | ESTUFA DE CULTIVO | 5 | | 2 | 3 | | | | 1.500,00 € | 1.500,00 € | | | | | | | |
| 49 | ARCO BALCANICO | 7 | | 7 | | | | | 3.700,00 € | 3.700,00 € | | | | | | | |
| 50 | BAÑO DE FLOTACIÓN | 1 | | 1 | | | | | 2.000,00 € | 2.000,00 € | | | | | | | |

| | | | |
|----------------------------|---|---------------|------------|
| Código: | 6hWMS714PFIRMAa098GbXbM2bb051w | Fecha | 26/07/2023 |
| Firmado Por | MANUEL RAFAEL VIDA GUTIERREZ | Página | 11/23 |
| Uri De Verificación | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ | | |



| LOTE | DESCRIPCIÓN EQUIPO | CANTIDAD TOTAL DEL CONTRATO | HT | HI | HP | DA | DL | DP | PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO) | MEDIA PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO) | PROVEEDOR 15 | PROVEEDOR 16 | PROVEEDOR 17 | PROVEEDOR 18 | PROVEEDOR 19 | PROVEEDOR 20 | PROVEEDOR 21 |
|------|--|-----------------------------|----|----|----|----|----|----|--------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 51 | GAFAS DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA CON GRADUACIÓN MONOFOCAL | 35 | | | 35 | | | | 500,00 € | 500,00 € | | | | | | | |
| 52 | PERCHERO DE PIE RODABLE PRENDAS PROTECCION RADIOLOGICA | 6 | | | 6 | | | | 1.300,00 € | 1.300,00 € | | | | | | | |
| 53 | DELANTAL CONTRA RADIACIÓN X PROTECCIÓN RADIOLÓGICA FRONTAL DE 0.50MM-Talla: PEQUEÑA | 102 | | | ## | | | | 750,00 € | 750,00 € | | | | | | | |
| 54 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA GONADALES TRIANGULARES | 45 | | | 45 | | | | 100,00 € | 100,00 € | | | | | | | |
| 55 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA COLLARINES | 102 | | | ## | | | | 200,00 € | 200,00 € | | | | | | | |
| 56 | BATA PROTECCION RADIOLOGICA 0,35/0,25 mm Pb-Talla: Grande | 6 | | | 6 | | | | 800,00 € | 800,00 € | | | | | | | |
| 57 | BATA PROTECCION RADIOLOGICA 0,50/0,25 mm equivalente-Talla: Grande | 20 | 10 | | 10 | | | | 800,00 € | 877,00 € | | | | | | | |
| 58 | CHALECO Y FALDA 0,25 | 20 | 10 | | 10 | | | | 1.000,00 € | 1.000,00 € | | | | | | | |
| 59 | CHALECO Y FALDA 0,35 | 20 | 10 | | 10 | | | | 1.000,00 € | 1.000,00 € | | | | | | | |
| 60 | CHALECO Y FALDA 0,50 | 20 | 10 | | 10 | | | | 1.300,00 € | 1.300,00 € | | | | | | | |
| 61 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA MÁNDILES 0,25 | 40 | 20 | | 20 | | | | 650,00 € | 650,00 € | | | | | | | |
| 62 | DELANTAL CONTRA RADIACIÓN X PRO-TECCION RADIOLOGICA FRONTAL DE 0.35MM-T-M [100-115] LONG ESTANDAR [90-100] | 40 | 20 | | 20 | | | | 750,00 € | 750,00 € | | | | | | | |
| 63 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA GAFAS | 102 | | | ## | | | | 300,00 € | 389,00 € | | | | | | | |
| 64 | HEARTSIM 200 CARDIAC | 2 | | | 2 | | | | 1.753,29 € | 1.753,29 € | | | | | | | |
| 65 | Maniquí adulto P/RCP | 1 | | | 1 | | | | 6.411,79 € | 6.411,79 € | | | | | | | |
| 66 | SIMPAD PLUS SYSTEM | 1 | | | 1 | | | | 5.805,58 € | 5.805,58 € | | | | | | | |
| 67 | CABEZA INTUBACION DIFICIL | 1 | | | 1 | | | | 2.418,79 € | 2.418,79 € | | | | | | | |
| 68 | GRABADORAS (CAPTURADORA DE VIDEO FULL HD Y FOTOS PARA ENDOSCOPIAS) | 3 | | | 3 | | | | 14.000,00 € | 12.757,43 € | 8.833,00 € | | | 12.954,15 € | | | |
| 69 | MONITORES FULL HD DE 32" SALAS 1,2,3 Y 4 | 6 | | | 6 | | | | 12.100,00 € | 12.100,00 € | | 12.100,00 € | | | | | |
| 70 | Servidor de cartelería con monitores | 42 | | | 42 | | | | 2.261,90 € | 2.261,90 € | | | | | | 2.261,90 € | |
| 71 | SILLONES DE EXPLORACIÓN DE CONSULTA | 5 | | | 5 | | | | 1.000,00 € | 1.000,00 € | | | | | | | |
| 72 | EQUIPO DE MAGNETOTERAPIA | 5 | | | 1 | 2 | 2 | | 4.500,00 € | 4.500,00 € | | | | | | | |
| 73 | BANCO EJERCICIOS MIEMBROS SUPERIORES E INFERIORES | 2 | | | | 2 | | | 3.025,00 € | 3.025,00 € | | | | | | | |
| 74 | Bascula electrónica para bebés con talla | 13 | | | 4 | 3 | 6 | | 459,80 € | 459,80 € | | | | | | | |
| 75 | BICICLETA ESTÁTICA | 4 | | | 0 | 4 | 0 | | 1.815,00 € | 1.815,00 € | | | | | | | |
| 76 | Biombo de tres cuerpos | 52 | | | 0 | 52 | 0 | | 363,00 € | 363,00 € | | | | | | | |
| 77 | Camilla exploración adulto | 161 | | | 29 | 55 | 77 | | 302,50 € | 302,50 € | | | | | | | |
| 78 | Camilla exploración adulto-Hidráulica de 3 cuerpos | 56 | | | 12 | 21 | 23 | | 1.452,00 € | 1.391,50 € | | | | | | | |
| 79 | CAMILLA DE ALTURA FIJA | 27 | | | 2 | 21 | 4 | | 2.178,00 € | 2.178,00 € | | | | | | | |
| 80 | CARRO DE CURA | 127 | | | 19 | 54 | 54 | | 326,70 € | 326,70 € | | | | | | | |
| 81 | CARRO DE PARADA Y URGENCIAS | 25 | | | 5 | 13 | 7 | | 1.391,50 € | 1.391,50 € | | | | | | | |
| 82 | CARRO MIXTO DE ROPA LIMPIA Y SUCIA | 13 | | | 5 | 6 | 2 | | 411,40 € | 411,40 € | | | | | | | |
| 83 | CUBO DE 20 L. | 202 | | | 39 | 69 | 94 | | 121,00 € | 121,00 € | | | | | | | |
| 84 | ESCALERA Y RAMPA | 2 | | | 0 | 2 | 0 | | 3.630,00 € | 3.630,00 € | | | | | | | |
| 85 | ESPEJO MOVIL CUADRICULADO | 2 | | | 0 | 2 | 0 | | 1.210,00 € | 1.210,00 € | | | | | | | |
| 86 | FRIGORIFICO | 41 | | | 9 | 20 | 12 | | 1.470,15 € | 1.580,00 € | | | | | | | 1.580,00 € |
| 87 | LAMPARA DE EXPLORACIÓN CON LUPA DE 5 DIOPTRIAS | 122 | | | 7 | 28 | 87 | | 242,00 € | 242,00 € | | | | | | | 242,00 € |
| 88 | LAMPARA DE EXPLORACIÓN CON RUEDAS | 85 | | | 30 | 51 | 4 | | 193,60 € | 193,60 € | | | | | | | |
| 89 | MESA AUXILIAR INSTRUMENTAL TIPO MAYO | 53 | | | 2 | 46 | 5 | | 665,50 € | 665,50 € | | | | | | | |
| 90 | MESA CAMBIA PAÑALES HORIZONTAL | 10 | | | 2 | 1 | 7 | | 302,50 € | 302,50 € | | | | | | | |
| 91 | MESA DE EJERCICIOS DE MANOS | 2 | | | 0 | 2 | 0 | | 3.630,00 € | 3.630,00 € | | | | | | | |
| 92 | MESA DE RECONOCIMIENTO GINECOLÓGICO | 6 | | | 1 | 1 | 4 | | 4.840,00 € | 6.690,73 € | | | | 7.923,20 € | | | 6.583,00 € |
| 93 | RUEDA DE HOMBRO | 2 | | | 0 | 2 | 0 | | 1.210,00 € | 1.210,00 € | | | | | | | |
| 94 | SILLA DE RUEDAS PLEGABLE | 56 | | | 6 | 45 | 5 | | 453,75 € | 403,70 € | | 403,70 € | | | | | |
| 95 | Sillón toma de muestras en acero inox | 25 | | | 2 | 23 | 0 | | 605,00 € | 605,00 € | | | | | | | |
| 96 | SILLON PACIENTE | 33 | | | 4 | 21 | 8 | | 786,50 € | 665,50 € | | | | | | | |
| 97 | SOPORTE PORTASUEROS | 57 | | | 7 | 35 | 15 | | 217,80 € | 229,90 € | | | | | | | 217,80 € |
| 98 | TABURETE HIDRÁULICO Y RODABLE CON BASE EN PLÁSTICO INYECTADO | 47 | | | 0 | 47 | 0 | | 242,00 € | 962,60 € | | | | 962,60 € | | | |
| 99 | TALLIMETRO HORIZONTAL | 39 | | | 4 | 29 | 6 | | 145,20 € | 145,20 € | | | | | | | |
| 100 | TENSIOMETRO P / pared fijo-PEDIATRICO | 51 | | | 6 | 32 | 13 | | 133,10 € | 188,00 € | | | | | | | 188,00 € |
| 101 | TERMÓMETRO DIGITAL CON SENSOR DE INFRARROJOS S/ CONTACTO | 179 | | | 38 | 55 | 86 | | 60,50 € | 60,50 € | | | | | | | 60,50 € |
| 102 | VITRINAS DE DOS PUERTAS | 208 | | | 29 | 85 | 94 | | 605,00 € | 605,00 € | | | | | | | |
| 103 | ECÓGRAFO PARA UCI | 1 | | | 1 | | | | 18.150,00 € | 23.000,00 € | | 23.000,00 € | | | | | |

| | | | |
|----------------------------|---|---------------|------------|
| Código: | 6hWMS714PFIRMAa098GbXbM2bb051w | Fecha | 26/07/2023 |
| Firmado Por | MANUEL RAFAEL VIDA GUTIERREZ | Página | 12/23 |
| Uri De Verificación | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ | | |



ANEXO II

| LOTE | DESCRIPCIÓN EQUIPO | CANTIDAD TOTAL DEL CONTRATO | HT | HI | HP | DA | DL | DP | PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO) | MEDIA PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO) | PROVEEDOR 22 | PROVEEDOR 23 | PROVEEDOR 24 |
|------|---|-----------------------------|----|----|----|----|----|----|--------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | GENERADOR BIPOLAR GINECOLOGIA-UROLOGIA | 3 | 3 | | | | | | 10.800,00 € | 11.766,67 € | | | |
| 2 | MONITOR PARA INSUFLACIÓN CO2 COLONOSCOPIA VIRTUAL | 1 | 1 | | | | | | 15.000,00 € | 17.600,00 € | | | |
| 3 | EQUIPO DE DIATERMIA PARA REHABILITACIÓN | 1 | 1 | | | | | | 11.000,00 € | 20.570,00 € | | | |
| 4 | TORRE ENDOSCOPIA DIAGNÓSTICA Y TRATAMIENTO DISFAGIA Y PATOLOGÍA VOZ PARA REHABILITACIÓN | 1 | 1 | | | | | | 27.000,00 € | 52.669,53 € | 28.500,00 € | | |
| 5 | EQUIPO DE ESTIMULACIÓN Y BIOFEEDBACK PARA LA REPROGRAMACIÓN NEUROMUSCULAR ESTÁTICA O DINÁMICA PARA LA REHABILITACIÓN PERIANAL | 1 | 1 | | | | | | 8.000,00 € | 10.285,00 € | | | |
| 6 | ECÓGRAFO DE BOLSILLO | 8 | 8 | | | | | | 5.626,50 € | 6.950,00 € | | | |
| 7 | JUEGO COMPLETO DE SEPARADOR LARINGOFARINGOSCOPIO | 1 | 1 | | | | | | 34.000,00 € | 34.000,00 € | | | |
| 8 | EQUIPO PARA SIALOENDOSCOPIAS PARA ORL | 1 | 1 | | | | | | 12.000,00 € | 12.000,00 € | | | |
| 9 | PRUEBAS CALÓRICAS PARA ORL | 1 | 1 | | | | | | 23.000,00 € | 23.000,00 € | | | |
| 10 | MICROSCOPIO PARA CONSULTA ORL | 4 | 2 | 2 | | | | | 13.500,00 € | 12.399,48 € | 9.000,00 € | | |
| 11 | FOTÓFORO CON CÁMARA PARA ORL | 2 | 2 | | | | | | 3.500,00 € | 3.500,00 € | | | |
| 12 | LAMPARA DE HENDIDURA | 1 | 1 | | | | | | 18.150,00 € | 18.721,50 € | | | |
| 13 | ANALIZADOR DE BIOIMPEDANCIA | 2 | 2 | | | | | | 9.680,00 € | 9.680,00 € | | | |
| 14 | TORRE VIDEOCITOSCOPIO PARA UROLOGIA | 1 | 1 | | | | | | 29.000,00 € | 37.613,64 € | | | |
| 15 | INCUBADOR REFRIGERADO PARA MICROBIOLOGIA | 1 | 1 | | | | | | 9.559,00 € | 9.559,00 € | | | |
| 16 | CABINA DE FILTRACION DE GASES QUÍMICOS | 2 | 1 | 1 | | | | | 13.310,00 € | 13.310,00 € | | | |
| 17 | EQUIPOS PARA LA REALIZACIÓN DEL TEST DEL SUDOR | 1 | 1 | | | | | | 28.000,00 € | 28.000,00 € | | | |
| 18 | VISUALIZADOR DE VENAS | 10 | 10 | | | | | | 9.075,00 € | 9.075,00 € | | | |
| 19 | CONJUNTO INSTRUMENTAL PARA CIRUGIA ENDOSCOPICA DE OIDO | 1 | 1 | | | | | | 8.000,00 € | 9.000,00 € | 9.000,00 € | | |
| 20 | BAÑO TERMOSTÁTICO DE PEPITAS METÁLICAS DE 6 LITROS | 1 | 1 | | | | | | 2.299,00 € | 2.288,11 € | | | |
| 21 | BAÑO SECO DIGITAL | 1 | 1 | | | | | | 1.966,25 € | 1.966,25 € | | | |
| 22 | CENTRIFUGA MINI SPIN | 3 | 1 | | | | 2 | | 1.754,50 € | 1.710,94 € | | | |
| 23 | CENTRIFUGA PARA TUBOS EPPENDORF | 2 | 2 | | | | | | 3.388,00 € | 3.342,02 € | | | |
| 24 | CENTRIFUGA REFRIGERADA | 1 | 1 | | | | | | 15.246,00 € | 14.386,90 € | | | |
| 25 | CONCENTRADOR DE MUESTRAS PARA ANÁLISIS DE ESTEROIDES PARA LABORATORIO | 1 | 1 | | | | | | 3.993,00 € | 3.993,00 € | | | |
| 26 | CONTADOR CELULAR AUTOMATIZADO PARA LABORATORIO | 1 | 1 | | | | | | 7.018,00 € | 6.969,60 € | | | |
| 27 | EVAPORADOR PARA LABORATORIO | 1 | 1 | | | | | | 3.025,00 € | 2.958,45 € | | | |
| 28 | GENERADOR DE NITROGENO PARA CONDENSACIÓN Y EVAPORACIÓN DE MUESTRAS BIOLÓGICAS PARA LABORATORIO | 1 | 1 | | | | | | 15.730,00 € | 15.730,00 € | | | |
| 29 | MAQUINA DE HIELO COMPACTO TROCEADO | 2 | 2 | | | | | | 3.872,00 € | 3.154,00 € | | | |
| 30 | MICROCENTRIFUGA REFRIGERADA | 1 | 1 | | | | | | 4.450,00 € | 4.450,00 € | | | |
| 31 | OSMÓMETRO PARA LABORATORIO | 1 | 1 | | | | | | 18.500,00 € | 18.500,00 € | | | |
| 32 | PLATAFORMA DE MONITORIZACIÓN HEMODINÁMICA | 2 | 2 | | | | | | 44.000,00 € | 44.000,00 € | | | |
| 33 | GRUA DE TECHO PARA UCI | 8 | 8 | | | | | | 5.324,00 € | 5.219,50 € | | | |
| 34 | AMPLIACIÓN SISTEMA DE MONITORIZACIÓN DE OCHO PUESTOS DE PACIENTE PARA UCI | 1 | 1 | | | | | | 157.000,00 € | 157.000,00 € | | | |
| 35 | CONTENEDOR CRIOGÉNICO NITROGENO | 1 | 1 | | | | | | 27.000,00 € | 27.000,00 € | | | |
| 36 | BAÑO DE ULTRASONIDOS PARA LABORATORIO | 1 | 1 | | | | | | 3.500,00 € | 3.500,00 € | | | |
| 37 | CARRO DE TRANSPORTE CERRADO PARA EL SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN PARA 9 CONTENEDORES DIN | 4 | 4 | | | | | | 2.244,97 € | 2.427,49 € | | | |
| 38 | CARRO DE TRANSPORTE CERRADO PARA EL SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN PARA 6 CONTENEDORES DIN | 8 | 8 | | | | | | 2.003,58 € | 2.186,79 € | | | |
| 39 | ESTANTERÍA MODULAR CROMADA PARA EL SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN CON 5 ESTANTES | 40 | 40 | | | | | | 810,00 € | 810,00 € | | | |
| 40 | ESTACIÓN DE EMPAQUETADO ERGONOMICA PARA EL SERVICIO DE ESTERILIZACION DE ACERO INOXIDABLE | 5 | 5 | | | | | | 7.924,11 € | 8.290,00 € | | | |
| 41 | DISPOSITIVO DE LIMPIEZA POR ULTRASONIDOS CON TECNOLOGIA DE LAVADO DE CANALES PARA INSTRUMENTOS HUECOS Y DESINFECCIÓN TÉRMICA INCLUYENDO CONEXIONES ESPECÍFICAS PARA INSTRUMENTAL de ROBOT QUIRÚRGICO DA VINCI | 1 | 1 | | | | | | 70.000,00 € | 70.000,00 € | | | |
| 42 | SELLADORA DE BOLSAS AUTOMÁTICA PARA EL SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN | 2 | 2 | | | | | | 5.808,00 € | 6.510,00 € | | | |
| 43 | LAVADORA TERMO DESINFECTADORA DE 18 CETAS DIN Y 2 PUERTAS PARA EL SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN | 1 | 1 | | | | | | 76.000,00 € | 76.000,00 € | | | |
| 44 | ESTACIÓN DE LAVADO COMPLETA PARA EL SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN | 1 | 1 | | | | | | 6.000,00 € | 6.000,00 € | | | |
| 45 | DISPOSITIVO PARA ONDA CORTA | 1 | | 1 | | | | | 6.000,00 € | 6.000,00 € | | | |
| 46 | Pulsioxímetro Resonancia magnetica | 1 | | 1 | | | | | 5.000,00 € | 5.000,00 € | | | |
| 47 | Regulación de la presión de torniquetes | 1 | | 1 | | | | | 5.000,00 € | 5.000,00 € | | | |
| 48 | ESTUFA DE CULTIVO | 5 | | 2 | 3 | | | | 1.500,00 € | 1.500,00 € | | | |
| 49 | ARCO BALCANICO | 7 | | 7 | | | | | 3.700,00 € | 3.700,00 € | | | |
| 50 | BAÑO DE FLOTACIÓN | 1 | | 1 | | | | | 2.000,00 € | 2.000,00 € | | | |

| | | | |
|----------------------------|---|---------------|------------|
| Código: | 6hWMS714PFIRMAa098GbXbM2bb051w | Fecha | 26/07/2023 |
| Firmado Por | MANUEL RAFAEL VIDA GUTIERREZ | Página | 13/23 |
| Uri De Verificación | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ | | |



| LOTE | DESCRIPCIÓN EQUIPO | CANTIDAD TOTAL DEL CONTRATO | HT | HI | HP | DA | DL | DP | PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO) | MEDIA PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO) | PROVEEDOR 22 | PROVEEDOR 23 | PROVEEDOR 24 |
|------|--|-----------------------------|----|----|----|----|----|----|--------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 51 | GAFAS DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA CON GRADUACIÓN MONOFOCAL | 35 | | | 35 | | | | 500,00 € | 500,00 € | | 500,00 € | |
| 52 | PERCHERO DE PIE RODABLE PRENDAS PROTECCION RADIOLOGICA | 6 | | | 6 | | | | 1.300,00 € | 1.300,00 € | | 1.300,00 € | |
| 53 | DELANTAL CONTRA RADIACIÓN X PROTECCIÓN RADIOLÓGICA FRONTAL DE 0.50MM-Talla: PEQUEÑA | 102 | | | ## | | | | 750,00 € | 750,00 € | | 750,00 € | |
| 54 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA GONADALES TRIANGULARES | 45 | | | 45 | | | | 100,00 € | 100,00 € | | 100,00 € | |
| 55 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA COLLARINES | 102 | | | ## | | | | 200,00 € | 200,00 € | | 200,00 € | |
| 56 | BATA PROTECCION RADIOLOGICA 0,35/0,25 mm Pb-Talla: Grande | 6 | | | 6 | | | | 800,00 € | 800,00 € | | 800,00 € | |
| 57 | BATA PROTECCION RADIOLOGICA 0,50/0,25 mm equivalente-Talla: Grande | 20 | 10 | | 10 | | | | 800,00 € | 877,00 € | | 800,00 € | |
| 58 | CHALECO Y FALDA 0,25 | 20 | 10 | | 10 | | | | 1.000,00 € | 1.000,00 € | | 1.000,00 € | |
| 59 | CHALECO Y FALDA 0,35 | 20 | 10 | | 10 | | | | 1.000,00 € | 1.000,00 € | | 1.000,00 € | |
| 60 | CHALECO Y FALDA 0,50 | 20 | 10 | | 10 | | | | 1.300,00 € | 1.300,00 € | | 1.300,00 € | |
| 61 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA MÁNDILES 0,25 | 40 | 20 | | 20 | | | | 650,00 € | 650,00 € | | 650,00 € | |
| 62 | DELANTAL CONTRA RADIACIÓN X PRO-TECCION RADIOLOGICA FRONTAL DE 0.35MM-T-M [100-115] LONG ESTANDAR [90-100] | 40 | 20 | | 20 | | | | 750,00 € | 750,00 € | | 750,00 € | |
| 63 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA GAFAS | 102 | | | ## | | | | 300,00 € | 389,00 € | | 300,00 € | |
| 64 | HEARTSIM 200 CARDIAC | 2 | | | 2 | | | | 1.753,29 € | 1.753,29 € | | | |
| 65 | Maniquí adulto P/RCP | 1 | | | 1 | | | | 6.411,79 € | 6.411,79 € | | | |
| 66 | SIMPAD PLUS SYSTEM | 1 | | | 1 | | | | 5.805,58 € | 5.805,58 € | | | |
| 67 | CABEZA INTUBACION DIFICIL | 1 | | | 1 | | | | 2.418,79 € | 2.418,79 € | | | |
| 68 | GRABADORAS (CAPTURADORA DE VIDEO FULL HD Y FOTOS PARA ENDOSCOPIAS) | 3 | | | 3 | | | | 14.000,00 € | 12.757,43 € | | | |
| 69 | MONITORES FULL HD DE 32" SALAS 1,2,3 Y 4 | 6 | | | 6 | | | | 12.100,00 € | 12.100,00 € | | | |
| 70 | Servidor de cartelería con monitores | 42 | | | | 42 | | | 2.261,90 € | 2.261,90 € | | | |
| 71 | SILLONES DE EXPLORACIÓN DE CONSULTA | 5 | | | 5 | | | | 1.000,00 € | 1.000,00 € | | | |
| 72 | EQUIPO DE MAGNETOTERAPIA | 5 | | | 1 | 2 | 2 | | 4.500,00 € | 4.500,00 € | | | |
| 73 | BANCO EJERCICIOS MIEMBROS SUPERIORES E INFERIORES | 2 | | | | 2 | | | 3.025,00 € | 3.025,00 € | | | |
| 74 | Bascula electrónica para bebés con talla | 13 | | | 4 | 3 | 6 | | 459,80 € | 459,80 € | | | |
| 75 | BICICLETA ESTÁTICA | 4 | | | 0 | 4 | 0 | | 1.815,00 € | 1.815,00 € | | | |
| 76 | Biombo de tres cuerpos | 52 | | | 0 | 52 | 0 | | 363,00 € | 363,00 € | | | |
| 77 | Camilla exploración adulto | 161 | | | 29 | 55 | 77 | | 302,50 € | 302,50 € | | | |
| 78 | Camilla exploración adulto-Hidráulica de 3 cuerpos | 56 | | | 12 | 21 | 23 | | 1.452,00 € | 1.391,50 € | | | |
| 79 | CAMILLA DE ALTURA FIJA | 27 | | | 2 | 21 | 4 | | 2.178,00 € | 2.178,00 € | | | |
| 80 | CARRO DE CURA | 127 | | | 19 | 54 | 54 | | 326,70 € | 326,70 € | | | |
| 81 | CARRO DE PARADA Y URGENCIAS | 25 | | | 5 | 13 | 7 | | 1.391,50 € | 1.391,50 € | | | |
| 82 | CARRO MIXTO DE ROPA LIMPIA Y SUCIA | 13 | | | 5 | 6 | 2 | | 411,40 € | 411,40 € | | | |
| 83 | CUBO DE 20 L. | 202 | | | 39 | 69 | 94 | | 121,00 € | 121,00 € | | | |
| 84 | ESCALERA Y RAMPA | 2 | | | 0 | 2 | 0 | | 3.630,00 € | 3.630,00 € | | | |
| 85 | ESPEJO MOVIL CUADRICULADO | 2 | | | 0 | 2 | 0 | | 1.210,00 € | 1.210,00 € | | | |
| 86 | FRIGORIFICO | 41 | | | 9 | 20 | 12 | | 1.470,15 € | 1.580,00 € | | | |
| 87 | LAMPARA DE EXPLORACIÓN CON LUPA DE 5 DIOPTRÍAS | 122 | | | 7 | 28 | 87 | | 242,00 € | 242,00 € | | | |
| 88 | LAMPARA DE EXPLORACIÓN CON RUEDAS | 85 | | | 30 | 51 | 4 | | 193,60 € | 193,60 € | | | |
| 89 | MESA AUXILIAR INSTRUMENTAL TIPO MAYO | 53 | | | 2 | 46 | 5 | | 665,50 € | 665,50 € | | | |
| 90 | MESA CAMBIA PAÑALES HORIZONTAL | 10 | | | 2 | 1 | 7 | | 302,50 € | 302,50 € | | | |
| 91 | MESA DE EJERCICIOS DE MANOS | 2 | | | 0 | 2 | 0 | | 3.630,00 € | 3.630,00 € | | | |
| 92 | MESA DE RECONOCIMIENTO GINECOLÓGICO | 6 | | | 1 | 1 | 4 | | 4.840,00 € | 6.690,73 € | | | |
| 93 | RUEDA DE HOMBRO | 2 | | | 0 | 2 | 0 | | 1.210,00 € | 1.210,00 € | | | |
| 94 | SILLA DE RUEDAS PLEGABLE | 56 | | | 6 | 45 | 5 | | 453,75 € | 403,70 € | | | |
| 95 | Sillón toma de muestras en acero inox | 25 | | | 2 | 23 | 0 | | 605,00 € | 605,00 € | | | |
| 96 | SILLON PACIENTE | 33 | | | 4 | 21 | 8 | | 786,50 € | 665,50 € | | | |
| 97 | SOPORTE PORTASUJEROS | 57 | | | 7 | 35 | 15 | | 217,80 € | 229,90 € | | | 242,00 € |
| 98 | TABURETE HIDRÁULICO Y RODABLE CON BASE EN PLÁSTICO INYECTADO | 47 | | | 0 | 47 | 0 | | 242,00 € | 962,60 € | | | |
| 99 | TALLIMETRO HORIZONTAL | 39 | | | 4 | 29 | 6 | | 145,20 € | 145,20 € | | | |
| 100 | TENSIOMETRO P / pared fijo-PEDIATRICO | 51 | | | 6 | 32 | 13 | | 133,10 € | 188,00 € | | | |
| 101 | TERMÓMETRO DIGITAL CON SENSOR DE INFRARROJOS S/ CONTACTO | 179 | | | 38 | 55 | 86 | | 60,50 € | 60,50 € | | | |
| 102 | VITRINAS DE DOS PUERTAS | 208 | | | 29 | 85 | 94 | | 605,00 € | 605,00 € | | | |
| 103 | ECÓGRAFO PARA UCI | 1 | | | 1 | | | | 18.150,00 € | 23.000,00 € | | | |

| | | | |
|----------------------------|---|---------------|------------|
| Código: | 6hWMS714PFIRMAa098GbXbM2bb051w | Fecha | 26/07/2023 |
| Firmado Por | MANUEL RAFAEL VIDA GUTIERREZ | Página | 14/23 |
| Uri De Verificación | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ | | |



ANEXO III – CONSIDERACIONES DE LOS OPERADORES ECONOMICOS.

INFORME DE CONCLUSIONES DE LA CONSULTA PRELIMINAR DEL MERCADO PARA EL SUMINISTRO DE PEQUEÑO EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO CLINICO PARA LOS CENTROS ADSCRITOS A LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE ALMERÍA DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, FINANCIADO CON FONDOS REACT-EU.

| PROVEEDORES |
|--------------|
| PROVEEDOR 1 |
| PROVEEDOR 2 |
| PROVEEDOR 5 |
| PROVEEDOR 8 |
| PROVEEDOR 12 |
| PROVEEDOR 15 |
| PROVEEDOR 20 |
| PROVEEDOR 21 |
| PROVEEDOR 23 |

PROVEEDOR 1

LOTE 1

CARACTERISTICAS EXCLUSIVAS

- El conector de 26 pines es un conector específico de determinados fabricantes si valor añadido al equipo, debería de excluirse esta característica.
- La conexión universal para instrumentos PK es un tipo de conexión exclusiva de Olympus y no debería de figurar.
- Pedal inalámbrico es excluyente.

LOTE 6

CARACTERISTICAS EXCLUSIVAS

- Sonda dual (convex/línea) multifrecuencia tanto para la exploración profunda con un margen de frecuencia de al menos 1-2 a 4-7 Mhz, que permita visualizar con nitidez cualquier tipo de pacientes, como para la exploración superficial con un margen de frecuencias de 3 a 12 Mhz.

| | | | |
|---------------------|---|--------|------------|
| Código: | 6hWMS714PFIRMAa098GbXbM2bb051w | Fecha | 26/07/2023 |
| Firmado Por | MANUEL RAFAEL VIDA GUTIERREZ | | |
| Url De Verificación | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ | Página | 15/23 |



Esta característica es muy restrictiva e impediría presentarnos con el modelo ultraportátil Lumify de Philips, ecógrafo que se adecúa a las necesidades de los usuarios finales mejorando la experiencia clínica.

Una sonda dual usa una tecnología con la que se obtiene dos tipos de sondas en un mismo equipo, pero esta característica que puede parecer beneficiosa puede resultar en una pérdida de la calidad de imagen, reducción en el tiempo de escaneo continuo, calentamiento de la sonda durante el escaneo, peor ergonomía, entre otras características que minoran la calidad y usabilidad de la sonda. Es por ello por lo que Philips no apuesta por este tipo de tecnología, y su objetivo es obtener sondas con más especialización, mayor calidad de imagen, menor peso, sin calentamiento y menor consumo de energía.

Para resolver esta característica que no nos permitiría concurrir al concurso con el dispositivo Lumify de Philips; sugerimos la división en dos líneas: por un lado, las especificaciones referidas a la sonda cóncava y por otro las referidas a la sonda lineal. Sugerimos: sonda convex multifrecuencia con rango de frecuencias aproximado de 2 - 5 Mhz y, en otra línea, la sonda lineal para exploraciones superficiales con un rango de frecuencias aproximado entre 4 - 12 Mhz.

Sugerimos no especificar sonda alámbrica o inalámbrica.

- Mínimo de dos puertos para la conexión de transductores simultáneamente en caso de las sonda/s ofertada/s no sea de doble cabezal.

Esta línea es excluyente y consideramos puede resultar en presentación de ofertas de ecógrafos que no son “de bolsillo”.

- Disponibilidad de las siguientes aplicaciones clínicas o presets: abdominal, partes blandas, vascular y vascular periférico, craneal, musculo esquelético, pulmonar, cardiológico, urológico, tiroideo, ginecológico, obstétrico.

En conjunto esta característica es excluyente debido a que incumpliendo un sólo preset ya no se cumpliría la característica al completo.

- El dispositivo ecográfico estará habilitado para configuración en red en un Dominio Windows con Directorio Activo y debe tener la capacidad de almacenaje directo de las imágenes/informes ecográficos generados a carpetas compartidas sin la necesidad de un servidor DICOM.

Esta línea es excluyente y es contraria a la integración del dispositivo en sistema operativo Android y/o iOS solicitado en las características.

CARACTERISTICAS PROPUESTAS

- Doppler pulsado que permite evaluar la velocidad de flujo sanguíneo y caracterizar vasos sanguíneos.

| | | | |
|---------------------|---|--------|------------|
| Código: | 6hWMS714PFIRMAa098GbXbM2bb051w | Fecha | 26/07/2023 |
| Firmado Por | MANUEL RAFAEL VIDA GUTIERREZ | | |
| Url De Verificación | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ | Página | 16/23 |





- El cable de conexión de la sonda con el dispositivo es reemplazable.
- Las sondas se conectan con la tablet o teléfono exclusivamente con cable, de esta forma se evita bajada de calidad en la transferencia inalámbrica y posibles fallos en la conexión.
- Peso inferior a 150 g.
- La sonda no tiene batería interna. Los beneficios de no tener batería interna son muchos: menor peso, más ergonomía, menor calentamiento de la sonda, no hace falta cargar la sonda, mayor tiempo de escaneo y, muy importante, el mantenimiento de la sonda es más sencillo al no tener que abrir la sonda para reparar baterías. También se evita complementos y fungibles asociados a la batería de la sonda.

LOTE 14**CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS**

El ángulo de visión es muy concreto debería de tener un rango entre los 100 y 120. Creemos que existe un error en la característica de diámetro exterior, esta medida que se indica esta fuera de los parámetros normales para este tipo de dispositivos. La angulación del dispositivo es muy concreta debería de tener un rango entre los 200 en ambos sentidos.

Eje de rigidez variable esta sacado del catálogo de Olympus “El eje de rigidez variable permite que el operador tenga el control de una amplia gama de procedimientos de diagnóstico de la vejiga con un enfoque especial en la gestión del cáncer de vejiga”

| Specifications | | |
|------------------------|--------------------------------|---|
| CYF-VH | | |
| Optical system | Field of view | 120° |
| | Distal end, outer diameter | 8.1 Fr (2.7 mm) |
| Insertion tube | Insertion tube, outer diameter | 16.5 Fr (5.5 mm) |
| | Working length | 380 mm |
| Instrument | Inner channel, diameter | 6.6 Fr (2.2 mm) |
| Bending section | Angulation range | 220° upwards/130° downwards |
| Total length | | 660 mm |
| CV-170 | | |
| Power supply | Voltage | 100-240 V AC (NTSC)/220-240 V AC (PAL); within ±10% |
| | Frequency | 50/60 Hz; within ±1 Hz |
| | Rated input | 200 VA |
| Size | Dimensions and Weight | 295 x 145 x 425 mm, 11 kg |
| Observation | Examination lamp | LED lamp |

| | | | | |
|----------------------------|---|---------------|------------|--|
| Código: | 6hWMS714PFIRMAa098GbXbM2bb051w | Fecha | 26/07/2023 | |
| Firmado Por | MANUEL RAFAEL VIDA GUTIERREZ | | | |
| Url De Verificación | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ | Página | 17/23 | |

Las características técnicas descritas corresponden a un dispositivo muy dirigido de un fabricante en concreto.

Filtro de luz para detección de tumores es exclusivo de Olympus.

LOTE 18

CARACTERISTICAS EXCLUSIVAS

“Principio de funcionamiento mediante láser de baja potencia de Clase 1”: El funcionamiento de nuestro dispositivo se basa en infrarojos, garantizando la seguridad del paciente y del profesional sin necesidad de uso de equipos de protección especial.

“Debe disponer de configuración de tiempo de espera mediante botón seleccionable, mediante la temporización se debe determinar el retraso antes de que se apague la luz de la pantalla de venas, al objeto de alargar la vida útil de la batería”: Al ser un botón seleccionable, esta característica podría ser opcional.

“Debe poder acoplarse a la mano y pesar menos de 300 gramos” : Determinar como peso mínimo 500 gramos.

PROVEEDOR 2

LOTE 68

CARACTERISTICAS EXCLUSIVAS

Grabación imagen en Full HD

Facilidad de uso

Monitor de 3,5” para interfaz de usuario y visualización de imágenes a tiempo real

Autodetección de entradas/salidas

Entradas salidas HD/SD (SDI, DVI-D, S-Video y Compuesto)

Grabación simultánea a múltiples medios

Conectividad a red (FTP & CIFS) RJ-45 10/100/1000 Ethernet

LOTE 69

CARACTERISTICAS EXCLUSIVAS

Reproducción de colores reales gracias a la tecnología A.I.M.E (realce múltiple de imagen avanzada)

1070 Millones de colores a 10 Bits (es reproducción real, es decir, si video procesador ofrece 10 Bits, el monitor muestra 10 Bits). Amplia gama de colores BT2020

| | | | |
|---------------------|---|--------|------------|
| Código: | 6hWMS714PFIRMAa098GbXbM2bb051w | Fecha | 26/07/2023 |
| Firmado Por | MANUEL RAFAEL VIDA GUTIERREZ | | |
| Url De Verificación | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ | Página | 18/23 |





Cumplimiento de la normativa: EMC. (IEC60601-1-2:2001)
Función Imagen (POP/PIP)
Entradas: 2 12G SDI, DISPLAY PORT (4K), HDMI, DVI, 3G SDI
Salidas: 2 12G SDI, 1 3G SDI

PROVEEDOR 5

LOTE 92

CARACTERISTICAS PROPUESTAS

“Mesa Regulable en altura”

PROVEEDOR 8

LOTE 10

CARACTERISTICAS EXCLUSIVAS

Microscopio ORL básico para consulta para el servicio de ORL del Hospital Universitario Torrecárdenas:

Sistema de magnificación con cambiador de 5 aumentos y factor 0,4x; 0,6x; 1x; 1,6x; 2,5. **Excluyente**

El factor 0,4x; 0,6x; 1x; 1,6x; 2,5 es una característica que no cumplen todas las casas comerciales El factor de Leica Microsystems es 6,4x;10x;16x;25x;40x

Sistema de iluminación LED conducido por fibra óptica. **Excluyente**

Conducido por fibra óptica es una característica que no cumplen todas las casas comerciales Leica no incluye fibra óptica para evitar los elevados gastos asociados a la sustitución de cables o fibra óptica.

Con filtro libre de rojos (verde) integrado en el cuerpo del microscopio para un mejor contraste de tejidos. **Excluyente**

| | | | | |
|----------------------------|---|---------------|------------|--|
| Código: | 6hWMS714PFIRMAa098GbXbM2bb051w | Fecha | 26/07/2023 | |
| Firmado Por | MANUEL RAFAEL VIDA GUTIERREZ | | | |
| Url De Verificación | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ | Página | 19/23 | |



Es una característica que no cumplen todas las casas comerciales Leica no incluye este filtro Verde. Incluye el filtro Naranja Acoplamiento de 120° para movimientos rotativo y laterales adicionales. **Excluyente**

Es una característica exclusiva de Carl Zeiss Leica no tiene esta función.

Oculares con ajuste de dioptrías desde -8dpt hasta +5 dpt marcadas en el ocular. **Excluyente**

Es una característica exclusiva de Carl Zeiss. Leica tiene oculares con ajuste de dioptrías desde -5dpt hasta +5 dpt marcadas en el ocular.

Distancia interpupilar de los binoculares mayor de 55 a 79mm. **Excluyente**

Es una característica exclusiva de Carl Zeiss Leica tiene distancia interpupilar de los binoculares mayor de 52 a 76mm

PROVEEDOR 12

NO PRESTA SU CONFORMIDAD PARA LA PUBLICACION DE SUS CONSIDERACIONES TECNICAS, PERO SI SE TIENE EN CUENTA PARA EL ANALISIS Y VALORACION DE ESTE INFORME.

PROVEEDOR 15

LOTE 6

CARACTERISTICAS EXCLUSIVAS

En relación con el lote 6 ECÓGRAFO DE BOLSILLO, consideramos que las siguientes características técnicas indicadas en el Anexo II no permiten la concurrencia y solicitamos, siempre que sea posible, su modificación:

- Sonda dual (convex/línea) multifrecuencia tanto para la exploración profunda con un margen de frecuencia de al menos 1-2 a 4-7 Mhz, que permita visualizar con nitidez cualquier tipo de pacientes, como para la exploración superficial con un margen de frecuencias de 3 a 12 Mhz.

o Si es posible, solicitamos su modificación para que, en un lugar de solicitar una sonda dual, se puedan ofertar por separado sondas lineal y sonda Convex

| | | | |
|---------------------|---|--------|------------|
| Código: | 6hWMS714PFIRMAa098GbXbM2bb051w | Fecha | 26/07/2023 |
| Firmado Por | MANUEL RAFAEL VIDA GUTIERREZ | | |
| Url De Verificación | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ | Página | 20/23 |





- La interfaz de usuario, texto de menús de pantalla, información de imágenes, panel de control e instrucciones de funcionamiento que acompañan al equipo deberán estar disponibles en castellano. o **Si es posible, solicitamos su modificación para que, no sea excluyente la posibilidad de no disponerlas en castellano.**

- Disponibilidad de los siguientes modos de imagen: Modo B(2D); Modo B con imagen armónica de tejido en sondas convexa y lineal: Modo M, Doppler Color. o **Si es posible, solicitamos su modificación para que, no sea excluyente la posibilidad de no disponerlo tanto en la sonda convexa como en la sonda lineal.**

- Mínimo de dos puertos para la conexión de transductores simultáneamente en caso de las sonda/s ofertada/s no sea de doble cabezal. o **Si es posible, solicitamos su modificación para que, no sea excluyente esta característica técnica, ya que, entendemos que no nos permitiría participar.**

- Certificado de estanquidad de las sondas ha de ser mínimo IPX5. o **Si es posible, solicitamos su modificación para que, no sea excluyente esta característica técnica, ya que, entendemos que no nos permitiría participar.**

LOTE 103

CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS

En relación con el lote 103 ECÓGRAFO PARA UCI, consideramos que las siguientes características técnicas indicadas en el Anexo II no permiten la concurrencia y solicitamos, siempre que sea posible, su modificación:

- Cajón con llave con bandeja trasera. o **Si es posible, solicitamos su modificación para que, no sea excluyente esta característica técnica, ya que, entendemos que no nos permitiría participar.**

- Ratón táctil virtual que solo aparece cuando se necesita. o **Si es posible solicitamos la posibilidad de que se incluya también ratón FÍSICO**

- Control flexible de calibre, zoom y cuadro de color a través de un ratón táctil virtual o pantalla táctil. o **Si es posible, solicitamos su modificación para que, no sea excluyente esta característica técnica, ya que, entendemos que no nos permitiría participar.**

| | | | |
|---------------------|---|--------|------------|
| Código: | 6hWMS714PFIRMAa098GbXbM2bb051w | Fecha | 26/07/2023 |
| Firmado Por | MANUEL RAFAEL VIDA GUTIERREZ | | |
| Url De Verificación | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ | Página | 21/23 |



PROVEEDOR 20

LOTE 92

CARACTERISTICAS PROPUESTAS

En este lote encontramos una discrepancia en las características solicitadas ya que se pide trendelemburg en un sillón de altura fija que no lo permitiría, es por ello que solicitamos que se modifique este punto de altura fija y se sustituya por:

- Respaldo regulable en altura y cuerpo inferior, eléctrico.

LOTE 101

CARACTERISTICAS PROPUESTAS

En este lote proponemos que se incluya como característica mínima obligatoria, que el termómetro esté clínicamente probado y validado y que se aporten dichas validaciones clínicas para evitar que se puedan ofertar termómetros de bajo coste que no estén validados para su uso clínico.

PROVEEDOR 21

LOTE 4

CARACTERISTICAS PROPUESTAS

Queremos indicaros que en el lote 4 – torre endoscopia – dada la situación tecnológica actual creemos más apropiado incluir en esta torre la tecnología HD. También se la conoce como HQ que viene de “High Quality”, es decir, una imagen de alta calidad por un precio sensiblemente más alto del que habéis propuesto. El mercado ya apuesta fuerte por este tipo de tecnologías como tecnología de vanguardia, y es este punto lo que haría que el importe del lote aumentara sensiblemente.

| | | | |
|----------------------------|---|---------------|------------|
| Código: | 6hWMS714PFIRMAa098GbXbM2bb051w | Fecha | 26/07/2023 |
| Firmado Por | MANUEL RAFAEL VIDA GUTIERREZ | | |
| Url De Verificación | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ | Página | 22/23 |



LOTE 10

CARACTERISTICAS PROPUESTAS

Caso contrario ocurre en el lote 10 – microscopio para consulta ORL – con las características técnicas que solicitáis no es necesario poner un precio de lote tan elevado, ya que por menor importe encontrarán el microscopio que buscan con la mayor calidad y por esto proponemos el indicado en el anexo I.

PROVEEDOR 23

NO PRESTA SU CONFORMIDAD PARA LA PUBLICACION DE SUS CONSIDERACIONES TECNICAS, PERO SI SE TIENE EN CUENTA PARA EL ANALISIS Y VALORACION DE ESTE INFORME.

| | | | |
|---------------------|---|--------|------------|
| Código: | 6hWMS714PFIRMAa098GbXbM2bb051w | Fecha | 26/07/2023 |
| Firmado Por | MANUEL RAFAEL VIDA GUTIERREZ | | |
| Url De Verificación | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ | Página | 23/23 |

