Unión Europea

Andalucía se mueve con Europa

Junta de Andalucía
Consejería de Salud y Consumo

ANEXO I CUADRO RESUMEN EXPEDIENTE 0000773/2023

SUMINISTRO DE DIVERSO EQUIPAMIENTO CON DESTINO AL NUEVO QUIRÓFANO DE NEUROCIRUGÍA EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL PERTENECIENTE AL HOSPITAL UNIVERSITARIO REGIONAL DE MÁLAGA CON DESTINO AL HOSPITAL UNIVERSITARIO REGIONAL DE MÁLAGA. FINANCIADO CON FONDOS REACT-EU.

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y JUSTIFICACIÓN

Como criterios que se tendrán en cuenta en la adjudicación, se establecen criterios económicos y cualitativos tal y como establece el art. 145.2 LCSP.

LOTE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESTINO	SERVICIO
1	Lámpara Quirúrgica	1	Hospital Universitario Regional de Málaga (H. Materno Infantil)	Neurocirugía
2	Mesa de Anestesia	1	Hospital Universitario Regional de Málaga (H. Materno Infantil)	Neurocirugía
3	Monitor Multiparamétrico compatible con RM	1	Hospital Universitario Regional de Málaga (H. Materno Infantil)	Neurocirugía

Lote Nº 1. Lámpara Quirúrgica.

Nº Orden	CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN	Evaluables Auto/ No Automático	Ponderación	Fórmula, en caso de evaluación automática.
1	**CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VALORADOS MEDIANTE APLICACIÓN DE FÓRMULAS:0-80 PUNTOS**	**Automático**	**80 Puntos**	
1.1	**Oferta Económica.**	**Automático**	**De 0 a 35 Puntos**	Se asignará el máximo de puntuación (35 puntos) a la oferta de precio inferior con respecto al precio de licitación y 0 (cero) puntos a la oferta que coincida con el precio de licitación. Al resto de las ofertas, se le asigna la puntuación mediante proporcionalidad inversa y de acuerdo con la siguiente fórmula: **Puntuación**=35x(OFEM/OFE). OFEM: Oferta económica más baja OFE: Oferta económica que se valora.
1.2	**Criterios Técnicos: Prestaciones Adicionales respecto de las especificaciones establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.**	**Automático**	**De 0 a 45 puntos**	**1.2.1** Plazo de Garantía. Garantía 12 meses**: 0 puntos** Garantía 24 meses**: 5 puntos** Garantía 36 meses**: 10 puntos** **1.2.2** La cúpula satélite es idéntica a la principal, en modelo prestaciones y dimensiones. **Si: 10 puntos, No: 0 Puntos**. **1.2.3** Se suministra con cámara integrada en una de las cúpulas. **Si: 20 puntos, No: 0 puntos** **1.2.4** Vila útil de los LED superior a 60.000 horas. **Si: 5 puntos, No: 0 puntos**.
2	**CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VALORADOS MEDIANTE JUICIO DE VALOR:0-20 PUNTOS.**	**No Automático.**	**20 Puntos**	**Umbral Mínimo: 10 puntos**
	Se valorarán las características del equipo ofertado en relación con su aplicación al correspondiente proceso asistencial.	**No Automático**	**De 0 a 20 Puntos**	**2.1.** Funcionalidad, manejo, posibilidades de ampliación, posiciones de trabajo, bloqueos de seguridad, materiales. **De 0 a 10 Puntos.** **2.2.** Tecnología de ajuste de campo iluminado, de ajuste de intensidad de luz, estabilización de campo luminoso, diámetro columna de luz. **De 0 a 10 Puntos**

Lote Nº 2. Mesa de Anestesia.

Nº Orden	CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN	Evaluables Auto/ No Automático	Ponderación	Fórmula, en caso de evaluación automática.
1	**CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VALORADOS MEDIANTE APLICACIÓN DE FÓRMULAS:0-80 PUNTOS**	**Automático**	**80 Puntos**	
1.1	**Oferta Económica.**	**Automático**	**De 0 a 35 Puntos**	Se asignará el máximo de puntuación (35 puntos) a la oferta de precio inferior con respecto al precio de licitación y 0 (cero) puntos a la oferta que coincida con el precio de licitación. Al resto de las ofertas, se le asigna la puntuación mediante proporcionalidad inversa y de acuerdo con la siguiente fórmula: **Puntuación**=35x(OFEM/OFE). OFEM: Oferta económica más baja OFE: Oferta económica que se valora
1.2	**Criterios Técnicos: Prestaciones Adicionales respecto de las especificaciones establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.**	**Automático**	**De 0 a 45 puntos**	**1.2.1** Plazo de Garantía. Garantía 12 meses**: 0 puntos** Garantía 24 meses**: 5 puntos** Garantía 36 meses**: 10 puntos** **1.2.2** Tiempo funcionamiento a baterías superior a 60 min. **Si: 10 puntos, No: 0 puntos**. **1.2.3** Chequeo automático antes del inicio de uso. **Si: 10 puntos, No: 0 puntos.** **1.2.4** Sensibilidad del trigger ante actividad espontánea del paciente. Inferior a 3 litros/minuto. **Si: 10 puntos, No: 0 puntos.** **1.2.5** Dispone de sistema de aspiración endotraqueal. **Si: 5 puntos, No: 0 puntos.**
2	**CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VALORADOS MEDIANTE JUICIO DE VALOR:0-20 PUNTOS.**	**No Automático.**	**20 Puntos**	**Umbral Mínimo: 10 puntos**
	Se valorarán las características del equipo ofertado en relación con su aplicación al correspondiente proceso asistencial.	**No Automático**	**De 0 a 20 Puntos**	**2.1.** Funcionalidad, manejo, posiciones de trabajo, bloqueos de seguridad y sistemas. **De 0 a 10 Puntos.** **2.2.** Modos ventilatorios configurables por usuario, configuraciones de pantalla, de modo arranque del sistema. **De 0 a 10 Puntos.**

Lote Nº 3. Monitor Multiparamétrico compatible con RM.

Nº Orden	CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN	Evaluables Auto/ No Automático	Ponderación	Fórmula, en caso de evaluación automática.
1	**CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VALORADOS MEDIANTE APLICACIÓN DE FÓRMULAS:0-80 PUNTOS**	**Automático**	**80 Puntos**	
1.1	**Oferta Económica.**	**Automático**	**De 0 a 35 Puntos**	Se asignará el máximo de puntuación (35 puntos) a la oferta de precio inferior con respecto al precio de licitación y 0 (cero) puntos a la oferta que coincida con el precio de licitación. Al resto de las ofertas, se le asigna la puntuación mediante proporcionalidad inversa y de acuerdo con la siguiente fórmula: **Puntuación**=35x(OFEM/OFE). OFEM: Oferta económica más baja OFE: Oferta económica que se valora
1.2	**Criterios Técnicos: Prestaciones Adicionales respecto de las especificaciones establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.**	**Automático**	**De 0 a 45 puntos**	**1.2.1** Plazo de Garantía. Garantía 12 meses**: 0 puntos** Garantía 24 meses**: 5 puntos** Garantía 36 meses**: 10 puntos** **1.2.2** Incluye modulo adicional de ECG y SpO2**. Sí**: **20 puntos No: 0 puntos.** **1.2.3** Tiempo duración de baterías del monitor multiparamétrico superior a 6 horas. **Si: 5 puntos, No: 0 puntos**. **1.2.4** Permite configurar más de 5 curvas simultáneas y 5 parámetros fisiológicos en la pantalla del monitor multicanal. **Si: 5 puntos, No: 0 puntos**. **1.2.5** Tecnología de disipación de calor sin ventiladores. **Si: 5 puntos, No: 0 puntos**.
2	**CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VALORADOS MEDIANTE JUICIO DE VALOR:0-20 PUNTOS.**	**No Automático.**	**20 Puntos**	**Umbral 6 puntos**
	Se valorarán las características del equipo ofertado en relación con su aplicación al correspondiente proceso asistencial.	**No Automático**	**De 0 a 20 Puntos**	**2.1.** Funcionalidad, manejo, posiciones de trabajo, bloqueos de seguridad y sistemas. **De 0 a 10 Puntos.** **2.2.** Modos de configuración de pantalla, software y utilidades para facilitación del diagnóstico, modos de alarma visuales y sonoros. **De 0 a 10 Puntos.**

JUSTIFICACIÓN

De conformidad con todo establecido en el artículo 116.4 de la LCSP, la elección de los criterios de adjudicación y su ponderación se ha basado en un análisis pormenorizado de las necesidades que se quieren cubrir, valorando la mejor prestación del suministro que afectará de manera significativa a su mejor ejecución. Asimismo, las fórmulas empleadas para ponderar los criterios de adjudicación han tenido en cuenta un cálculo proporcional entre los criterios valorables en cifras y porcentajes y los no valorables.

1. Criterios Automáticos.

Se justifica el establecimiento de criterios relacionados con el precio y la oferta de prestaciones adicionales, en base a cumplir los objetivos que como Administración Pública tiene el órgano gestor en relación con la gestión presupuestaria y los principios de sostenibilidad y eficiencia:

1.1. Es necesaria la existencia de establecer el criterio evaluable automáticamente, que vaya referido a la valoración económica de las ofertas realizadas, que se justifica en base a los principios de buena administración y gestión del presupuesto.

1.2. El aspecto relativo a la ampliación del plazo de garantía en relación con los equipos objeto de este contrato, debe ser objeto de valoración, pues contribuye a un incremento de la eficiencia de la oferta, lo que supone disponer de mayor ámbito temporal ante el plazo mínimo y legal, que se fija en la normativa vigente.

1.3. En relación con la valoración de las prestaciones técnicas ofertadas, adicionales a las establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas, representan un valor añadido del equipamiento suministrado en relación con su utilización en el proceso asistencial correspondiente.

2. Criterios No Automáticos.

Se fijan estos criterios por la necesidad de conocer y valorar las propuestas técnicas que presenten las empresas y que están íntimamente relacionadas con la puesta en funcionamiento y adaptación al **proceso asistencial quirúrgico de neurocirugía** y orientadas a mejorar los cuidados asistenciales.

Lote 1. Lámpara.

Funcionalidad, manejo, posibilidades de ampliación, posiciones de trabajo, bloqueos de seguridad, materiales.

Se trata de analizar y valorar las características destacables del equipo que hacen que sea más práctico y utilitario, que faciliten su manipulación y movimiento, pudiendo ampliar sus funciones al añadir brazos multimedia y accesorios, así como la movilidad/articulación de los brazos y su capacidad de bloqueo por razones de seguridad.

Tecnología de ajuste de campo iluminado, de ajuste de intensidad de luz, estabilización de campo luminoso, diámetro columna de luz.

Se trata de analizar la oferta técnica y valorar las características destacables del equipo en relación con la generación del campo luminoso, respecto a las mínimas exigidas en el pliego de prescripciones técnicas.

Lote 2. Mesa Quirúrgica.

Funcionalidad, manejo, posiciones de trabajo, bloqueos de seguridad y sistemas.

Se trata de analizar la oferta técnica y valorar las características destacables del equipo, en relación con los aspectos señalados y garantía de la seguridad del paciente y respecto a las mínimas exigidas en el pliego de prescripciones técnicas.

Modos ventilatorios configurables por usuario, configuraciones de pantalla, de modo arranque del sistema.

Se trata de analizar la oferta técnica y valorar las características destacables del equipo, en relación con los aspectos señalados y garantía de la seguridad del paciente y respecto a las mínimas exigidas en el pliego de prescripciones técnicas.

Lote 3. Monitor Multiparamétrico compatible con RM.

Funcionalidad, manejo, posiciones de trabajo, bloqueos de seguridad y sistemas.

Se trata de analizar la oferta técnica y valorar las características destacables del equipo, en relación con los aspectos señalados y garantía de la seguridad del paciente y respecto a las mínimas exigidas en el pliego de prescripciones técnicas.

Modos de configuración de pantalla, software y utilidades para facilitación del diagnóstico, modos de alarma visuales y sonoros.

Se trata de analizar la oferta técnica y valorar las características destacables del equipo, en relación con los aspectos señalados para facilitar el diagnóstico y respecto a las mínimas exigidas en el pliego de prescripciones técnicas.