

A C T A

MESA DE CONTRATACIÓN PARA LA PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN DEL EXPTE. 337/2023, DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO ABIERTO POR ACUERDO MARCO PAAM 12/23.

En Córdoba, siendo las diez horas y treinta minutos del día 10 de octubre de 2023, reunida la Mesa de Contratación del Hospital Universitario Reina Sofía, centro donde está ubicada la Central Provincial de Compras de Córdoba, con la asistencia de las personas que a continuación se citan, se procede a elevar al órgano de contratación la propuesta de adjudicación del expediente por procedimiento abierto núm. 337/2023, como punto extraordinario en el orden del día y relativo al expediente para la contratación administrativa del **ACUERDO MARCO CON UNA UNICA EMPRESA PARA EL SUMINISTRO, DE TRACTO SUCESIVO Y PRECIOS UNITARIOS, DE MATERIAL ESPECIFICO PARA NEUROLOGIA, NEUROCIRUGIA Y NEUROFISIOLOGIA (SUBGRUPO 01.15 DEL CATÁLOGO S.A.S.), CON DISPONIBILIDAD DE USO DE DETERMINADO EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA LA UTILIZACIÓN DEL MATERIAL, CON DESTINO A LOS CENTROS QUE INTEGRAN LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE CÓRDOBA. (PAAM 12/23).**

PRESIDENTA

D^a. Amparo Simón Valero
Directora Económica Administrativa y de la PLSC

VOCALES

D. Javier I. Corral Martín
Letrado Jefe de la Asesoría Jurídica Provincial de la S.A.S

D. Pedro Manuel Serrano Jurado
Interventor Provincial Adjunto

D^a. M^a Luisa García Alijo
Subdirectora de Contratación Administrativa


SECRETARIA

D^a Eva Rojas Calvo
Técnico de Función Administrativa

A la vista de las personas licitadoras que participan en este procedimiento, la Secretaria de la Mesa procede a preguntar expresamente si algún miembro de la misma, se encuentra en alguna situación susceptible de generar un conflicto de intereses, dejando constancia en acta que cada uno de los miembros asistentes a la Mesa de Contratación, manifiesta la ausencia de conflicto de intereses en la presente licitación, de acuerdo al artículo 64 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

En la sesión de la Mesa de Contratación de fecha 22 de septiembre de 2023 se acordó solicitar subsanación a la empresa **MEDTRONIC IBÉRICA, S.A.**, para rectificar los errores materiales detectados en el **Anexo VII de Oferta Económica**, así como para consignar el desglose del IVA al 10 % junto al PRECIO UNITARIO IVA

Código:	6hwMS706PFIRMAS+o1NuC+703tqI7b	Fecha	14/11/2023
Firmado Por	MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO	Página	1/13
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/		



incluido.

En el día de hoy, los componentes de la Mesa de Contratación acuerdan, con carácter extraordinario y sin haber sido incluido en el orden del día, proceder a la calificación de dicha subsanación ya que dicho acto de apertura no había sido convocado anteriormente y se encontraba finalizado el plazo de presentación de documentación. Por ello, la Mesa de Contratación procede a la apertura de la documentación requerida en trámite de subsanación, resultando que la empresa **MEDTRONIC IBÉRICA, S.A.** indica en su escrito que el lote 28 no está gravado al 10% ya que, dicho lote, se corresponde con un catéter y sus accesorios para drenaje lumbar externo, que son productos no considerados "implantes quirúrgicos" de acuerdo a la definición RD 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud, y que por lo tanto, el tipo impositivo correspondiente sería el 21%, que es el fijado en su oferta económica. En este sentido, la cartera de servicios comunes del SNS define el implante quirúrgico como aquel "producto sanitario diseñado para ser implantado total o parcialmente en el cuerpo humano mediante una intervención quirúrgica y destinado a permanecer allí después de dicha intervención. Los productos destinados a permanecer en el cuerpo humano menos de 30 días no se consideran incluidos en el apartado de implantes quirúrgicos".

En base a ello, la Mesa de Contratación acuerda por unanimidad, estimar la subsanación de la empresa **MEDTRONIC IBÉRICA, S.A.** y considerar, conforme al Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, que el lote 28 está gravado a un tipo impositivo del 21% sin que quepa la posibilidad de incluirlo en un kit a un tipo reducido del 10%, ya que el producto objeto de compra y considerado principal, no tiene la condición de implante quirúrgico.

A continuación, la Mesa de Contratación acuerda continuar el procedimiento con la valoración de las distintas puntuaciones obtenidas por todas las empresas admitidas y relacionadas a continuación, en función de los criterios de adjudicación.

Finalizado el estudio de la ponderación de los criterios de adjudicación, tanto dependientes de un juicio de valor como de evaluación automática, de todas las empresas admitidas, queda determinada la propuesta de adjudicación a favor de las empresas relacionadas a continuación, al haber obtenido la mejor puntuación en base a la mejor relación calidad-precio, **según ANEXO adjunto** a la presente acta.

Y, finalmente, no habiendo más asuntos que tratar, la Presidenta de la Mesa de Contratación levantó la sesión a las once horas del día indicado al principio del acta.


De todo lo anterior, yo, la Secretaria, doy fe.

Vº Bº LA PRESIDENTA

LA SECRETARIA

ROJAS CALVO
EVA MARIA -
30950091A
Firmado digitalmente
por ROJAS CALVO EVA
MARIA - 30950091A
Fecha: 2023.11.13
11:57:06 +01'00'

Código:	6hwMS706PFIRMAS+o\NuC+703tqI7b	Fecha	14/11/2023
Firmado Por	MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO	Página	2/13
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/		



ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 10/10/2023

CPC: CÓRDOBA
 OBJETO: ACUERDO MARCO CON UNA UNICA EMPRESA PARA EL SUMINISTRO, DE TRACTO SUCESIVO Y PRECIOS UNITARIOS, DE MATERIAL ESPECIFICO PARA NEUROLOGIA, NEUROCIURUGIA Y NEUROFISIOLOGIA
 Nº de: 337/2023 (PAAM 12/23)

Agrupación	Nº Lote	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACION GC	UDS	PRECIO UNITARIO C/IVA	IVA	PRECIO UNITARIO S/IVA	PROVEEDOR	VAR	REF.	INF TECNICO	PUNTAUACION	Precio oferta Iva Excluido	Precio oferta Iva Incluido	Importe licitacion Agrupación de lote Iva Incluido	Importe Oferta Agrupación de lote Iva Incluido	% Bajada	Puntuación económica	CALCULO BAJA ANORMAL		PLAZOS DE ENTREGA	Puntuación plazo de entrega	Criterio Medioambiental	Puntuación criterio medioambiental	Puntuación Total	Adjudicatario propuesto				
																				Limite Baja anormal	BAJA ANORMAL										
1	1	SU.PC.SANI.01.15.10.0010002	C23425	PERFORADOR PARA CRANEOTOMO PEDIATRICO-DIAMETRO [9-9];	7	127,050000	21 %	105,000000	MEDTRONIC IBÉRICA, S.A.		CIP: 100125713239 REF: DM0008FAA	Oferta muy buena, cumple características técnicas solicitadas y presenta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización el perforador presenta un diámetro mayor que la oferta de PRIM, lo que hace más difícil su manejo. Seguridad de uso y resultados el mayor tamaño del cuerpo del perforador en comparación con la oferta de PRIM hace que la visibilidad sobre el trepano que se esta realizando no sea buena y además la parte que conecta con el motor es de plástico a diferencia de la oferta de PRIM que es metálica por lo que su seguridad puede verse comprometida. Rendimiento y eficacia son adecuados cumple con el fin al que van destinados.	40		113,070000																
1	2	SU.PC.SANI.01.15.10.0010000	C23425	PERFORADOR PARA CRANEOTOMO-DIAMETRO [11-11];	34	127,050000	21 %	105,000000	MEDTRONIC IBÉRICA, S.A.		CIP: 100125713330 REF: DM0011FAA	Oferta muy buena, cumple características técnicas solicitadas y presenta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización el perforador presenta un diámetro mayor que la oferta de PRIM, lo que hace más difícil su manejo. Seguridad de uso y resultados el mayor tamaño del cuerpo del perforador en comparación con la oferta de PRIM hace que la visibilidad sobre el trepano que se esta realizando no sea buena y además la parte que conecta con el motor es de plástico a diferencia de la oferta de PRIM que es metálica por lo que su seguridad puede verse comprometida. Rendimiento y eficacia son adecuados cumple con el fin al que van destinados.	40		113,070000																
1	3	SU.PC.SANI.01.15.10.0010000	B38235	PERFORADOR PARA CRANEOTOMO-DIAMETRO [14-14];	349	127,050000	21 %	105,000000	MEDTRONIC IBÉRICA, S.A.		CIP: 100094141523 REF: DM0210FAA	Oferta muy buena, cumple características técnicas solicitadas y presenta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización el perforador presenta un diámetro mayor que la oferta de PRIM, lo que hace más difícil su manejo. Seguridad de uso y resultados el mayor tamaño del cuerpo del perforador en comparación con la oferta de PRIM hace que la visibilidad sobre el trepano que se esta realizando no sea buena y además la parte que conecta con el motor es de plástico a diferencia de la oferta de PRIM que es metálica por lo que su seguridad puede verse comprometida. Rendimiento y eficacia son adecuados cumple con el fin al que van destinados.	40		113,070000																
1	1	SU.PC.SANI.01.15.10.0010002	C23425	PERFORADOR PARA CRANEOTOMO PEDIATRICO-DIAMETRO [9-9];	7	127,050000	21 %	105,000000	PRIM, S.A.		CIP: 100013539864 REF: 261223	Oferta muy buena, cumple características técnicas solicitadas y presenta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización el perforador presenta un perfil bajo y manejable con un diámetro y/o longitud mas corto que la oferta de SH MEDICAL y mas estrecho que la oferta de medtronic lo que hace más fácil su manejo. Seguridad de uso y resultados el menor tamaño del cuerpo del perforador en comparación con la oferta de Medtronic hace que mejore la visibilidad sobre el trepano que se esta realizando por lo que mejora la seguridad de uso, también la parte que conecta con el motor es metálica a diferencia de la oferta de medtronic que es plástico que hace menor probable su ruptura. Además este perforador es mas ligero en comparación con la oferta de SH medical lo que mejora su seguridad al mejorar su manejo. Rendimiento y eficacia son adecuados cumple con el fin al que van destinados.	40		126,93																
1	2	SU.PC.SANI.01.15.10.0010000	C23425	PERFORADOR PARA CRANEOTOMO-DIAMETRO [11-11];	34	127,050000	21 %	105,000000	PRIM, S.A.		CIP: 100013539763 REF: 261222	Oferta muy buena, cumple características técnicas solicitadas y presenta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización el perforador presenta un perfil bajo y manejable con un diámetro y/o longitud mas corto que la oferta de SH MEDICAL y mas estrecho que la oferta de medtronic lo que hace más fácil su manejo. Seguridad de uso y resultados el menor tamaño del cuerpo del perforador en comparación con la oferta de Medtronic hace que mejore la visibilidad sobre el trepano que se esta realizando por lo que mejora la seguridad de uso, también la parte que conecta con el motor es metálica a diferencia de la oferta de medtronic que es plástico que hace menor probable su ruptura. Además este perforador es mas ligero en comparación con la oferta de SH medical lo que mejora su seguridad al mejorar su manejo. Rendimiento y eficacia son adecuados cumple con el fin al que van destinados.	40		126,93																
1	3	SU.PC.SANI.01.15.10.0010000	B38235	PERFORADOR PARA CRANEOTOMO-DIAMETRO [14-14];	349	127,050000	21 %	105,000000	PRIM, S.A.		CIP: 100003358725 REF: 261221	Oferta muy buena, cumple características técnicas solicitadas y presenta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización el perforador presenta un perfil bajo y manejable con un diámetro y/o longitud mas corto que la oferta de SH MEDICAL y mas estrecho que la oferta de medtronic lo que hace más fácil su manejo. Seguridad de uso y resultados el menor tamaño del cuerpo del perforador en comparación con la oferta de Medtronic hace que mejore la visibilidad sobre el trepano que se esta realizando por lo que mejora la seguridad de uso, también la parte que conecta con el motor es metálica a diferencia de la oferta de medtronic que es plástico que hace menor probable su ruptura. Además este perforador es mas ligero en comparación con la oferta de SH medical lo que mejora su seguridad al mejorar su manejo. Rendimiento y eficacia son adecuados cumple con el fin al que van destinados.	40		126,93																

Código:	6hWMS706PFIRMAS+o1NuC+703tq17b	Fecha	14/11/2023
Firmado Por	MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO	Página	3/13
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/		



ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 10/10/2023

Agrupación	Nº lote	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACION GC	UDS	PRECIO UNITARIO C/IVA	IVA	PRECIO UNITARIO S/IVA	PROVEEDOR	VAR	REF.	INF TECNICO	PUNTAJON	Precio oferta Iva Excluido	Precio oferta Iva Incluido	Importe licitacion Agrupación de lote Iva Incluido	Importe Oferta Agrupación de lote Iva Incluido	% Bajada	Puntuación económica	Límite Baja anormal	BAJA ANORMAL	PLAZOS DE ENTREGA	Puntuación plazo de entrega	Criterio Medioambiental	Puntuación criterio medioambiental	Puntuación Total	Adjudicatario propuesto			
1	1	SU.PC.SANI.01.15.10.000002	C23425	PERFORADOR PARA CRANEOTOMO PEDIATRICO-DIAMETRO {9-9};	7	127,050000	21 %	105,000000	SH MEDICAL SALUD Y SERVICIOS IBÉRICA, S.L.		CIP: 100128313797 REF: 26-000002	Oferta muy buena, cumple características técnicas solicitadas y presenta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización el perforador presenta una longitud mayor que la oferta de PRIM, lo que hace mas difícil su manejo. Además el mayor peso del perforador en comparación con la oferta de PRIM puede comprometer su manejo. No presenta riesgos asociados para pacientes y profesionales. Rendimiento y eficacia son adecuados cumple con el fin al que van destinados.	40		111,32															
1	2	SU.PC.SANI.01.15.10.001000	C23426	PERFORADOR PARA CRANEOTOMO-DIAMETRO {11-11};	34	127,050000	21 %	105,000000	SH MEDICAL SALUD Y SERVICIOS IBÉRICA, S.L.		CIP: 100106243960 REF: 26-000005	Oferta muy buena, cumple características técnicas solicitadas y presenta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización el perforador presenta una longitud mayor que la oferta de PRIM, lo que hace mas difícil su manejo. Además el mayor peso del perforador en comparación con la oferta de PRIM puede comprometer su manejo. No presenta riesgos asociados para pacientes y profesionales. Rendimiento y eficacia son adecuados cumple con el fin al que van destinados.	40		111,32															
1	3	SU.PC.SANI.01.15.10.001000	B38235	PERFORADOR PARA CRANEOTOMO-DIAMETRO {14-14};	349	127,050000	21 %	105,000000	SH MEDICAL SALUD Y SERVICIOS IBÉRICA, S.L.		CIP: 100128325617 REF: 26-000009	Oferta muy buena, cumple características técnicas solicitadas y presenta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización el perforador presenta una longitud mayor que la oferta de PRIM, lo que hace mas difícil su manejo. Además el mayor peso del perforador en comparación con la oferta de PRIM puede comprometer su manejo. No presenta riesgos asociados para pacientes y profesionales. Rendimiento y eficacia son adecuados cumple con el fin al que van destinados.	40		111,32															
1				Valoracion total Agrupacion de lote 1					MEDTRONIC IBÉRICA, S.A.				40			49.549,50	43.096,63	13,02%	40,00		NO	Ordinario 48 horas	15	De los documentos aportados, el certificado oficial FSC en vigor a nombre de Saica, es uno de los documentos válidos solicitados en el criterio de adjudicación. Este certificado refleja en su alcance el uso de papel y cartón FSC Mix, FSC Recycled y FSC Controlled Wood para su venta directa o para la fabricación y venta de plancha y embalajes de cartón ondulado y compacto, incluyendo actividades subcontratadas, como FSC Mix y FSC Recycled por el sistema de créditos. Compra de plancha de cartón y embalajes FSC Mix y FSC Recycled para la venta de embalajes de cartón y plancha de cartón FSC Mix y FSC Recycled, por el sistema de transferencia.	5	100,00	MEDTRONIC IBÉRICA, S.A.			
1				Valoracion total Agrupacion de lote 1					PRIM, S.A.				40			49.549,50	49.502,70	0,09%	3,00	34.003,53	NO	ordinario menor o igual a 48 horas	15	De los documentos aportados, el certificado oficial FSC en vigor dentro del plazo de presentación de las ofertas establecido hasta el 15/05/2023 y por tanto que cumple los requisitos por los cuales está siendo valorado, a nombre de Cartonajes Gisbert, es uno de los documentos válidos solicitados en el criterio de adjudicación. Este certificado refleja en su alcance el uso de papel y cartón para la producción de planchas y embalajes de cartón ondulado por medios propios FSC mix y FSC reciclado, Sistema de Créditos. La comercialización de planchas y embalajes de cartón ondulado FSC mix y FSC reciclado, Sistema de Transferencia.	5	63,00				
1				Valoracion total Agrupacion de lote 1					SH MEDICAL SALUD Y SERVICIOS IBÉRICA, S.L.				40			49.549,50	43.414,80	12,38%	39,51		NO	Ordinario en un plazo de 24 a 48 Horas	15	Ninguno de los documentos aportados es de los certificados oficiales válidos según el criterio de adjudicación medioambiental.	0	94,51				
	4	SU.PC.SANI.01.15.10.001000	E69278	PERFORADOR PARA CRANEOTOMO-DIAMETRO {14-14};	5	143,566500	21 %	118,650000				DESIERTO																		
	5	SU.PC.SANI.01.15.10.001000	E50215	PERFORADOR PARA CRANEOTOMO-DIAMETRO {18-18};	20	143,566500	21 %	118,650000				DESIERTO																		
2				Valoracion total Agrupacion de lote 2																									DESIERTO	
	6	SU.PC.SANI.01.15.15.700000	B39645	LENTINA NEUROCIRUGIA-LONGITUD:[0-50];ANCHO O DIAMETRO:12;TALLA:4;	11.600	0,559251	10 %	0,508410	PRIM, S.A.		CIP: 100003368029 REF: 801404	Oferta buena, cumple con las características técnicas requeridas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados. Y en cuanto a rendimiento y eficacia cumple con los fines a los que va destinado con la utilización de una sola unidad.	20		0,55															
	7	SU.PC.SANI.01.15.15.700000	B49187	LENTINA NEUROCIRUGIA-LONGITUD:[0-50];ANCHO O DIAMETRO:13;TALLA:0;	5.700	0,559251	10 %	0,508410	PRIM, S.A.		CIP: 100003367110 REF: 801400	Oferta buena, cumple con las características técnicas requeridas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados. Y en cuanto a rendimiento y eficacia cumple con los fines a los que va destinado con la utilización de una sola unidad.	20		0,55															
	8	SU.PC.SANI.01.15.15.700000	B46361	LENTINA NEUROCIRUGIA-LONGITUD:[0-50];ANCHO O DIAMETRO:25;TALLA:4;	5.900	0,559251	10 %	0,508410	PRIM, S.A.		CIP: 100003367817 REF: 801403	Oferta buena, cumple con las características técnicas requeridas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados. Y en cuanto a rendimiento y eficacia cumple con los fines a los que va destinado con la utilización de una sola unidad.	20		0,55															
	9	SU.PC.SANI.01.15.15.700000	B53245	LENTINA NEUROCIRUGIA-LONGITUD:[0-50];ANCHO O DIAMETRO:7;TALLA:9;	4.650	0,559251	10 %	0,508410	PRIM, S.A.		CIP: 100003368524 REF: 801399	Oferta buena, cumple con las características técnicas requeridas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados. Y en cuanto a rendimiento y eficacia cumple con los fines a los que va destinado con la utilización de una sola unidad.	20		0,55															

Código:	6hWMS706PFIRMAS+o1NuC+703tqI7b		Fecha	14/11/2023
Firmado Por	MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO		Página	4/13
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/			



ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 10/10/2023

Agrupación Lote	Nº Lote	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACION GC	UDS	PRECIO UNITARIO C/IVA	IVA	PRECIO UNITARIO S/IVA	PROVEEDOR	VAR	REF.	INF TECNICO	PUNTAJON	Precio oferta Iva Excluido	Precio oferta Iva Incluido	Importe licitación Agrupación de lote Iva Incluido	Importe Oferta Agrupación de lote Iva Incluido	% Bajada	Puntuación económica	Límite Baja anormal	BAJA ANORMAL	PLAZOS DE ENTREGA	Puntuación plazo de entrega	Criterio Medioambiental	Puntuación criterio medioambiental	Puntuación Total	Adjudicatario propuesto			
3	10	SU.PC.SANI.01.15.15.700000	B47000	LENTINA NEUROCIURGIA-LONGITUD:[50-100];ANCHO O DIAMETRO:25;TALLA:8;	11.100	0,559251	10 %	0,508410	PRIM, S.A.		CIP: 100003368322 REF: 801408	Oferta buena, cumple con las características técnicas requeridas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados. Y en cuanto a rendimiento y eficacia cumple con los fines a los que va destinado con la utilización de una sola unidad.	20		0,55															
3	Valoración total Agrupación de lote 3																													
4	11	SU.PC.SANI.01.15.10.010000	F67479	SIERRA CRANEOTOMO-LONGITUD:[70-70];ANCHO:[1.5-1.5];	32	171,517500	21 %	141,750000	MEDTRONIC IBÉRICA, S.A.		CIP: 100137174590 REF: MR8-F1/7TA15	Oferta buena, cumple con las características técnicas requeridas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados. Y en cuanto a rendimiento y eficacia cumple con los fines a los que va destinado con la utilización de una sola unidad.	20		163,350000															
4	12	SU.PC.SANI.01.15.10.010000	F67480	SIERRA CRANEOTOMO-LONGITUD:[70-70];ANCHO:[2.3-2.4];	147	171,517500	21 %	141,750000	MEDTRONIC IBÉRICA, S.A.		CIP: 100137171267 REF: MR8-F2/7TA23	Oferta buena, cumple con las características técnicas requeridas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados. Y en cuanto a rendimiento y eficacia cumple con los fines a los que va destinado con la utilización de una sola unidad.	20		163,350000															
4	Valoración total Agrupación de lote 4																													
5	13	SU.PC.SANI.01.15.20.072000	D66343	ELECTRODO DE AGUJA BIPOLAR CONCENTRICO-LONGITUD DEL CABLE:[0-100];DIAMETRO DE LA AGUJA:[26-26];LONGITUD DE LA AGUJA:[3-4];CABLE:no;	975	5,269018	21 %	4,354560	ALMEVAN, S.L.		CIP: 100015430169 REF: 553156	Oferta buena, cumple con las características técnicas solicitadas y aportan ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización la aguja permite una menor facilidad de entrada a través de la piel respecto a la oferta de FIRMA AMBUR. En cuanto a seguridad de uso y resultados la aguja tiene una menor resistencia a la deformación respecto a la oferta de FIRMA AMBU lo que hace que pueda tener un mayor riesgo de lesión de partes blandas y además hace mayor probable que sea necesario utilizar mas de una unidad para el mismo procedimiento afectando al rendimiento y eficacia.	20		5,23															
5	14	SU.PC.SANI.01.15.20.072000	D83600	ELECTRODO DE AGUJA BIPOLAR CONCENTRICO-LONGITUD DEL CABLE:[0-100];DIAMETRO DE LA AGUJA:[30-30];LONGITUD DE LA AGUJA:[2-3];CABLE:no;	250	5,269018	21 %	4,354560	ALMEVAN, S.L.		CIP: 100015429956 REF: 553153	Oferta buena, cumple con las características técnicas solicitadas y aportan ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización la aguja permite una menor facilidad de entrada a través de la piel respecto a la oferta de FIRMA AMBUR. En cuanto a seguridad de uso y resultados la aguja tiene una menor resistencia a la deformación respecto a la oferta de FIRMA AMBU lo que hace que pueda tener un mayor riesgo de lesión de partes blandas y además hace mayor probable que sea necesario utilizar mas de una unidad para el mismo procedimiento afectando al rendimiento y eficacia.	20		5,23															
5	15	SU.PC.SANI.01.15.20.072000	D46155	ELECTRODO DE AGUJA BIPOLAR CONCENTRICO-LONGITUD DEL CABLE:[0-100];DIAMETRO DE LA AGUJA:[26-26];LONGITUD DE LA AGUJA:[5-6];CABLE:no;	500	5,663889	21 %	4,680900	ALMEVAN, S.L.		CIP: 100015430260 REF: 553158	Oferta buena, cumple con las características técnicas solicitadas y aportan ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización la aguja permite una menor facilidad de entrada a través de la piel respecto a la oferta de FIRMA AMBUR. En cuanto a seguridad de uso y resultados la aguja tiene una menor resistencia a la deformación respecto a la oferta de FIRMA AMBU lo que hace que pueda tener un mayor riesgo de lesión de partes blandas y además hace mayor probable que sea necesario utilizar mas de una unidad para el mismo procedimiento afectando al rendimiento y eficacia.	20		5,66															
5	13	SU.PC.SANI.01.15.20.072000	D66343	ELECTRODO DE AGUJA BIPOLAR CONCENTRICO-LONGITUD DEL CABLE:[0-100];DIAMETRO DE LA AGUJA:[26-26];LONGITUD DE LA AGUJA:[3-4];CABLE:no;	975	5,269018	21 %	4,354560	FIRMA AMBU, S.L.		CIP: 100003359139 REF: 74038-45/25	Oferta muy buena, cumple con las características técnicas solicitadas y aportan ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización la aguja permite una fácil entrada a través de la piel. En cuanto a seguridad de uso y resultados la aguja tiene una gran resistencia a la deformación lo que hace que tenga menor riesgo de lesión de partes blandas y además hace menos probable que sea necesario utilizar mas de una unidad para el mismo procedimiento afectando al rendimiento y eficacia. El cuanto al rendimiento obtiene potenciales de unidad motora perfectamente definidos a pesar de largo tiempo de uso. Por lo que se consigue la finalidad perseguida con una unidad de producto.	40		3,51															

Código:	6hWMS706PFIRMAS+o1NuC+703tqI7b		Fecha	14/11/2023
Firmado Por	MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO		Página	5/13
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/			



ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 10/10/2023

Agrupación	Nº lote	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACION GC	UDS	PRECIO UNITARIO C/IVA	IVA	PRECIO UNITARIO S/IVA	PROVEEDOR	VAR	REF.	INF TECNICO	PUNTAJON	Precio oferta Iva Excluido	Precio oferta Iva Incluido	Importe licitación Agrupación de lote Iva Incluido	Importe Oferta Agrupación de lote Iva Incluido	% Bajada	Puntuación económica	Límite Baja anormal	BAJA ANORMAL	PLAZOS DE ENTREGA	Puntuación plazo de entrega	Criterio Medioambiental	Puntuación criterio medioambiental	Puntuación Total	Adjudicatario propuesto		
5	14	SU.PC.SANI.01.15.20.072000	D83600	ELECTRODO DE AGUJA BIPOLAR CONCENTRICO-LONGITUD DEL CABLE:[0-100];DIAMETRO DE LA AGUJA:[30-30];LONGITUD DE LA AGUJA:[2-3];CABLE:no;	250	5,269018	21 %	4,354560	FIRMA AMBU, S.L.		CIP: 100003359331 REF: 74025-30/25	Oferta muy buena, cumple con las características técnicas solicitadas y aportan ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización la aguja permite una fácil entrada a través de la piel. En cuanto a seguridad de uso y resultados la aguja tiene una gran resistencia a la deformación lo que hace que tenga menor riesgo de lesión de partes blandas y además hace menos probable que sea necesario utilizar mas de una unidad para el mismo procedimiento afectando al rendimiento y eficacia. El cuanto al rendimiento obtiene potenciales de unidad motora perfectamente definidos a pesar de largo tiempo de uso. Por lo que se consigue la finalidad perseguida con una unidad de producto.	40		3,51														
5	15	SU.PC.SANI.01.15.20.072000	D46155	ELECTRODO DE AGUJA BIPOLAR CONCENTRICO-LONGITUD DEL CABLE:[0-100];DIAMETRO DE LA AGUJA:[26-26];LONGITUD DE LA AGUJA:[5-6];CABLE:no;	500	5,663889	21 %	4,680900	FIRMA AMBU, S.L.		CIP: 100003360443 REF: 74050-45/25	Oferta muy buena, cumple con las características técnicas solicitadas y aportan ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización la aguja permite una fácil entrada a través de la piel. En cuanto a seguridad de uso y resultados la aguja tiene una gran resistencia a la deformación lo que hace que tenga menor riesgo de lesión de partes blandas y además hace menos probable que sea necesario utilizar mas de una unidad para el mismo procedimiento afectando al rendimiento y eficacia. El cuanto al rendimiento obtiene potenciales de unidad motora perfectamente definidos a pesar de largo tiempo de uso. Por lo que se consigue la finalidad perseguida con una unidad de producto.	40		3,51														
5	13	SU.PC.SANI.01.15.20.072000	D66343	ELECTRODO DE AGUJA BIPOLAR CONCENTRICO-LONGITUD DEL CABLE:[0-100];DIAMETRO DE LA AGUJA:[26-26];LONGITUD DE LA AGUJA:[3-4];CABLE:no;	975	5,269018	21 %	4,354560	GVB-SPES ESPO, S.L.		CIP: 100125353990 REF: D039045401	Oferta apta, cumple con las características técnicas solicitadas pero no aportan ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización la aguja ofrece una mayor resistencia que la oferta de FIRMA AMBU para atravesar la piel, por lo que es menor fácil de utilizar. En cuanto a seguridad de uso y resultados la resistencia para atravesar la piel hace que al cambiar de plano se deforme con mas facilidad, lo que puede ocasionar lesiones de partes blandas y que tengamos que utilizar mas de una unidad para su finalidad perseguida. Por lo que el rendimiento y eficacia es menor que la oferta de FIRMA AMBU.	0																
5	14	SU.PC.SANI.01.15.20.072000	D83600	ELECTRODO DE AGUJA BIPOLAR CONCENTRICO-LONGITUD DEL CABLE:[0-100];DIAMETRO DE LA AGUJA:[30-30];LONGITUD DE LA AGUJA:[2-3];CABLE:no;	250	5,269018	21 %	4,354560	GVB-SPES ESPO, S.L.		CIP: 100125263284 REF: D039035302	Oferta apta, cumple con las características técnicas solicitadas pero no aportan ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización la aguja ofrece una mayor resistencia que la oferta de FIRMA AMBU para atravesar la piel, por lo que es menor fácil de utilizar. En cuanto a seguridad de uso y resultados la resistencia para atravesar la piel hace que al cambiar de plano se deforme con mas facilidad, lo que puede ocasionar lesiones de partes blandas y que tengamos que utilizar mas de una unidad para su finalidad perseguida. Por lo que el rendimiento y eficacia es menor que la oferta de FIRMA AMBU.	0																
5	15	SU.PC.SANI.01.15.20.072000	D46155	ELECTRODO DE AGUJA BIPOLAR CONCENTRICO-LONGITUD DEL CABLE:[0-100];DIAMETRO DE LA AGUJA:[26-26];LONGITUD DE LA AGUJA:[5-6];CABLE:no;	500	5,663889	21 %	4,680900	GVB-SPES ESPO, S.L.		CIP: 100125354001 REF: D039045504	Oferta apta, cumple con las características técnicas solicitadas pero no aportan ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización la aguja ofrece una mayor resistencia que la oferta de FIRMA AMBU para atravesar la piel, por lo que es menor fácil de utilizar. En cuanto a seguridad de uso y resultados la resistencia para atravesar la piel hace que al cambiar de plano se deforme con mas facilidad, lo que puede ocasionar lesiones de partes blandas y que tengamos que utilizar mas de una unidad para su finalidad perseguida. Por lo que el rendimiento y eficacia es menor que la oferta de FIRMA AMBU.	0																
5	Valoración total Agrupación de lote 5								ALMEVAN, S.L.				20			9.286,49	9.236,75	-0,54 %	3,00	5.734,31	NO	24 horas, como máximo 48 horas	15	De los documentos aportados, solo el certificado ISO 14001:2015 es uno de los certificados oficiales válidos solicitados en el criterio de adjudicación, si bien no presenta en su alcance el uso de plástico biodegradable en la fabricación de los envases ni que el papel/cartón de los embalajes suministrador sea reciclado.	0	38,00			
5	Valoración total Agrupación de lote 5								FIRMA AMBU, S.L.				40			9.286,49	6.054,75	-34,80 %	40,00		NO	Ordinario 48 horas Urgente 24 horas	15	De los documentos aportados, los certificados ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 son de los certificados oficiales válidos solicitados en el criterio de adjudicación, si bien no presentan en su alcance el uso de plástico biodegradable en la fabricación de los envases ni que el papel/cartón de los embalajes suministrador sea reciclado.	0	95,00	FIRMA AMBU, S.L.		
5	Valoración total Agrupación de lote 5								GVB-SPES ESPO, S.L.				0	no superar umbral minimo															
16	15	SU.PC.SANI.01.15.15.300003		EQ. DE ELECTRODOS EN TIRA	15	766,500000	21 %	633,471074	ALMEVAN, S.L.		CIP: 100105113451 REF: MS04-IP10X-DJH	Oferta buena, cumple con las características técnicas requeridas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados. Y en cuanto a rendimiento y eficacia cumple con los fines a los que va destinado con la utilización de una sola unidad.	20		766,50			0,00 %	0,00	536,55	NO	24 horas, como máximo 48 horas	15	De los documentos aportados, solo el certificado ISO 14001:2015 es uno de los certificados oficiales válidos solicitados en el criterio de adjudicación, si bien no presenta en su alcance el uso de plástico biodegradable en la fabricación de los envases ni que el papel/cartón de los embalajes suministrador sea reciclado.	0	35,00	ALMEVAN, S.L.		

Código:	6hWMS706PFIRMAS+o1NuC+703tqI7b		Fecha	14/11/2023
Firmado Por	MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO			
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/		Página	6/13



ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 10/10/2023

Agrupación	Nº Lote	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACION GC	UDS	PRECIO UNITARIO C/IVA	IVA	PRECIO UNITARIO S/IVA	PROVEEDOR	VAR	REF.	INF TECNICO	PUNTAJON	Precio oferta Iva Excluido	Precio oferta Iva Incluido	Importe licitación Agrupación de lote Iva Incluido	Importe Oferta Agrupación de lote Iva Incluido	% Bajada	Puntuación económica	Límite Baja anormal	BAJA ANORMAL	PLAZOS DE ENTREGA	Puntuación plazo de entrega	Criterio Medioambiental	Puntuación criterio medioambiental	Puntuación Total	Adjudicatario propuesto	
	17	SU.PC.SANI.01.15.15.300003		EQ. DE ELECTRODOS EN TIRA	15	903,000000	21 %	746,280992	ALMEVAN, S.L.		CIP: 100105113552 REF: MS06-IP10X-0IH	Oferta buena, cumple con las características técnicas requeridas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados. Y en cuanto a rendimiento y eficacia cumple con los fines a los que va destinado con la utilización de una sola unidad.	20		903,00			0,00 %	0,00	632,10	NO	24 horas, como máximo 48 horas	15	De los documentos aportados, solo el certificado ISO 14001:2015 es uno de los certificados oficiales válidos solicitados en el criterio de adjudicación, si bien no presenta en su alcance el uso de plástico biodegradable en la fabricación de los envases ni que el papel/cartón de los embalajes suministrador sea reciclado.	0	35,00	ALMEVAN, S.L.	
	18	SU.PC.SANI.01.15.15.300003		EQ. DE ELECTRODOS EN TIRA	6	682,500000	21 %	564,049587	PRIM, S.A.		CIP: 100144186124 REF: IEPO006	Oferta buena, cumple con las características técnicas requeridas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados. Y en cuanto a rendimiento y eficacia cumple con los fines a los que va destinado con la utilización de una sola unidad.	20		620,40			-9,10 %	30,00	477,75	NO	ordinario menor o igual a 48 horas	15	De los documentos aportados, el certificado oficial FSC en vigor dentro del plazo de presentación de las ofertas establecido hasta el 15 /05/2023 y por tanto que cumple los requisitos por los cuales está siendo valorado, a nombre de Cartonajes Gisbert, es uno de los documentos válidos solicitados en el criterio de adjudicación. Este certificado refleja en su alcance el uso de papel y cartón para la producción de planchas y embalajes de cartón ondulado por medios propios FSC mix y FSC reciclado, Sistema de Créditos. La comercialización de planchas y embalajes de cartón ondulado FSC mix y FSC reciclado, Sistema de Transferencia.	5	70,00	PRIM, S.A.	
	19	SU.PC.SANI.01.15.15.300003		EQ. DE ELECTRODOS EN TIRA	6	970,200000	21 %	801,818182	PRIM, S.A.		CIP: 100144186225 REF: IEPO007	Oferta buena, cumple con las características técnicas requeridas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados. Y en cuanto a rendimiento y eficacia cumple con los fines a los que va destinado con la utilización de una sola unidad.	20		881,10			-9,18 %	30,00	679,14	NO	ordinario menor o igual a 48 horas	15	De los documentos aportados, el certificado oficial FSC en vigor dentro del plazo de presentación de las ofertas establecido hasta el 15 /05/2023 y por tanto que cumple los requisitos por los cuales está siendo valorado, a nombre de Cartonajes Gisbert, es uno de los documentos válidos solicitados en el criterio de adjudicación. Este certificado refleja en su alcance el uso de papel y cartón para la producción de planchas y embalajes de cartón ondulado por medios propios FSC mix y FSC reciclado, Sistema de Créditos. La comercialización de planchas y embalajes de cartón ondulado FSC mix y FSC reciclado, Sistema de Transferencia.	5	70,00	PRIM, S.A.	
	20	SU.PC.SANI.01.15.23.200001		ELECTRODO GANCHO P/ M.I.O	480	26,250000	21 %	21,694215	ALMEVAN, S.L.		CIP: 100118974258 REF:003-400163-6	Oferta no cumple las características técnicas, se indica que la longitud del cable sea entre 150 y 200 cm con conexión directa sin extensores y la oferta presentada mide 40 cm e indican que es necesario prolongadores.	-															
	20	SU.PC.SANI.01.15.23.200001		ELECTRODO GANCHO P/ M.I.O	480	26,250000	21 %	21,694215	GVB-SPES ESPO, S.L.		CIP: 100147486157 REF: DIMW1505030002	Oferta buena, cumple con las características técnicas requeridas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados. Y en cuanto a rendimiento y eficacia cumple con los fines a los que va destinado con la utilización de una sola unidad.	20		228,69													DESIERTO
	21	SU.PC.SANI.01.15.23.400002		SONDA ESTIMULACION MONOPOLAR P/ M.I.O	25	577,500000	21 %	477,272727	FIRMA AMBU, S.L.		CIP: 100024817681 REF: 73601-190/10	Oferta buena, cumple con las características técnicas requeridas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados. Y en cuanto a rendimiento y eficacia cumple con los fines a los que va destinado con la utilización de una sola unidad.	20		48,40			-91,62 %	40,00	404,25	SI	Ordinario 48 horas Urgente 24 horas	15	De los documentos aportados, los certificados ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 son de los certificados oficiales válidos solicitados en el criterio de adjudicación, si bien no presentan en su alcance el uso de plástico biodegradable en la fabricación de los envases ni que el papel/cartón de los embalajes suministrador sea reciclado.	0	75,00	FIRMA AMBU, S.L.	
	21	SU.PC.SANI.01.15.23.400002		SONDA ESTIMULACION MONOPOLAR P/ M.I.O	25	577,500000	21 %	477,272727	GVB-SPES ESPO, S.L.		CIP: 100124258939 REF: 3601-00	Oferta no cumple las características técnicas, se indica tipo de punta esférica y la oferta presentada es punta bola	-															
	22	SU.PC.SANI.01.15.23.400001		SONDA ESTIMULACION BIPOLAR P/ M.I.O	50	103,672800	21 %	85,680000	ALMEVAN, S.L.		CIP: 100125772922 REF: 3601-00	Oferta no cumple las características técnicas, se indica en las prescripciones que la punta sea concéntrica y la oferta presentada tiene doble punta	-															
	22	SU.PC.SANI.01.15.23.400001		SONDA ESTIMULACION BIPOLAR P/ M.I.O	50	103,672800	21 %	85,680000	FIRMA AMBU, S.L.		CIP: 100024817580 REF: 73603-190/10	Oferta buena, cumple con las características técnicas requeridas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados. Y en cuanto a rendimiento y eficacia cumple con los fines a los que va destinado con la utilización de una sola unidad.	20		66,55			-35,81 %	40,00		NO	Ordinario 48 horas Urgente 24 horas	15	De los documentos aportados, los certificados ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 son de los certificados oficiales válidos solicitados en el criterio de adjudicación, si bien no presentan en su alcance el uso de plástico biodegradable en la fabricación de los envases ni que el papel/cartón de los embalajes suministrador sea reciclado.	0	75,00	FIRMA AMBU, S.L.	
	22	SU.PC.SANI.01.15.23.400001		SONDA ESTIMULACION BIPOLAR P/ M.I.O	50	103,672800	21 %	85,680000	GVB-SPES ESPO, S.L.		CIP: 100124397034 REF: SIZC0100525260	Oferta buena, cumple con las características técnicas requeridas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados. Y en cuanto a rendimiento y eficacia cumple con los fines a los que va destinado con la utilización de una sola unidad.	20		88,33			-14,80 %	34,13		NO	24 horas	15	La documentación aportada no presenta certificados oficiales válidos solicitados en los criterios de adjudicación.	0	69,13		
	23	SU.PC.SANI.01.15.23.200000	E83561	ELECTRODO MONOPOLAR PUNTA BOLA C/CABLE-LONG P/ ACTIVA[3-3];	75	86,394000	21 %	71,400000	ALMEVAN, S.L.		CIP: 100097071519 REF: 3603-00	Oferta buena, cumple con las características técnicas requeridas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados. Y en cuanto a rendimiento y eficacia cumple con los fines a los que va destinado con la utilización de una sola unidad.	20		77,75			-10,01 %	32,28		NO	24 horas, como máximo 48 horas	15	De los documentos aportados, solo el certificado ISO 14001:2015 es uno de los certificados oficiales válidos solicitados en el criterio de adjudicación, si bien no presenta en su alcance el uso de plástico biodegradable en la fabricación de los envases ni que el papel/cartón de los embalajes suministrador sea reciclado.	0	67,28		

Código:	6hWMS706PFIRMAS+o1NuC+703tqI7b		Fecha	14/11/2023
Firmado Por	MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO		Página	7/13
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/			



ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 10/10/2023

Agrupación	Nº lote	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACION GC	UDS	PRECIO UNITARIO C/IVA	IVA	PRECIO UNITARIO S/IVA	PROVEEDOR	VAR	REF.	INF TECNICO	PUNTAJON	Precio oferta Iva Excluido	Precio oferta Iva Incluido	Importe licitacion Agrupación de lote Iva Incluido	Importe Oferta Agrupación de lote Iva Incluido	% Bajada	Puntuación económica	Límite Baja anormal	BAJA ANORMAL	PLAZOS DE ENTREGA	Puntuación plazo de entrega	Criterio Medioambiental	Puntuación criterio medioambiental	Puntuación Total	Adjudicatario propuesto									
	23	SU.PC.SANI.01.15.23.200000	E83561	ELECTRODO MONOPOLAR PUNTA BOLA C/CABLE-LONG P/ACTIVA-[3-3];	75	86,394000	21 %	71,400000	FIRMA AMBU, S.L.		CIP: 100025695448 REF: 73600-190/10	Oferta buena, cumple con las características técnicas requeridas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados. Y en cuanto a rendimiento y eficacia cumple con los fines a los que va destinado con la utilización de una sola unidad.	20		48,40			-43,98 %	40,00	0,00	SI	Ordinario 48 horas Urgente 24 horas	15	De los documentos aportados, los certificados ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 son de los certificados oficiales válidos solicitados en el criterio de adjudicación, si bien no presentan en su alcance el uso de plástico biodegradable en la fabricación de los envases ni que el papel/cartón de los embalajes suministrador sea reciclado.	0	75,00	FIRMA AMBU, S.L.									
	24	SU.PC.SANI.01.15.23.100000	E83439	ELECTRODO EPIDURAL TRIPOLAR INTRAOPERATORIO-Nº de electrodos-[3-3];Cable:si;	10	385,774620	21 %	318,822000	ALMEVAN, S.L.		CIP: 100096721280 REF: CEDL-3PDINX-100	Oferta buena, cumple con las características técnicas requeridas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados. Y en cuanto a rendimiento y eficacia cumple con los fines a los que va destinado con la utilización de una sola unidad.	20		385,77			0,00 %	0,00	257,65	NO	24 horas, como máximo 48 horas	15	De los documentos aportados, solo el certificado ISO 14001:2015 es uno de los certificados oficiales válidos solicitados en el criterio de adjudicación, si bien no presenta en su alcance el uso de plástico biodegradable en la fabricación de los envases ni que el papel/cartón de los embalajes suministrador sea reciclado.	0	35,00										
	24	SU.PC.SANI.01.15.23.100000	E83439	ELECTRODO EPIDURAL TRIPOLAR INTRAOPERATORIO-Nº de electrodos-[3-3];Cable:si;	10	385,774620	21 %	318,822000	GVB-SPES ESPO, S.L.		CIP: 100147486258 REF:IEP0185	Oferta buena, cumple con las características técnicas requeridas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados. Y en cuanto a rendimiento y eficacia cumple con los fines a los que va destinado con la utilización de una sola unidad.	20		301,29			-21,90 %	40,00		NO	24 horas	15	La documentación aportada no presenta certificados oficiales válidos solicitados en los criterios de adjudicación.	0	75,00	GVB-SPES ESPO, S.L.									
	25	SU.PC.SANI.01.15.05.000004		CATERER DRENAJE EXTERNO VENTRICULAR C/ TROCAR Y ANTIBIOTICO	53	249,480000	21 %	206,181818	SIN OFERTAS																	0,00	DESIERTO									
	26	SU.PC.SANI.01.15.05.015000		ACCESORIO DRENAJE EXTERNO LCR: BOLSA Y TUBOS-CAPACIDAD DE LA BOLSA:[700-800];	66	193,116000	21 %	159,600000	MEDTRONIC IBÉRICA, S.A.		CIP: 100161477382 REF: 46914	Oferta apta, cumple características técnicas requeridas pero no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización el sistema es mas aparatoso y pesado que la oferta de Suministros Hospitalarios, por lo que es mas difícil de manejar. Seguridad de uso y resultados en sistema DUET no cuanta con un dispositivo de seguridad para evitar que el filtro de aire se moje tanto en la bolsa de recogida de liquido como el reservorio a diferencia de la oferta de Suministros Hospitalarios, lo cual además de poder provocar un problema de seguridad al ser mas probable que el sistema se obstruya hace que se comprometa también el rendimiento pudiendo hacer falta mas de una unidad para la obtención del resultado. También a diferencia de la oferta de Suministros Hospitalarios la bolsa de recogida no tiene un sistema de cierre para protegerlo en el traslado. Además el sistema no viene presentado en doble bolsa estéril lo que puede hacer menos segura su utilización que la oferta de Suministros Hospitalarios.	0																							
	26	SU.PC.SANI.01.15.05.015000		ACCESORIO DRENAJE EXTERNO LCR: BOLSA Y TUBOS-CAPACIDAD DE LA BOLSA:[700-800];	66	193,116000	21 %	159,600000	SUMINISTROS HOSPITALARIOS S.A.		CIP: 100161660230 REF: 58-00110	Oferta muy buena, cumple características técnicas requeridas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización el sistema es mas ligero y manejable que la oferta de Medtronic, por lo que es mas fácil de utilizar. Seguridad de uso y resultados en sistema VENTREX cuanta con un dispositivo de seguridad para evitar que el filtro de aire se moje lo que evita la obstrucción del drenaje. A diferencia de la oferta de Medtronic el filtro de aire de la bolsa de recogida esta en la parte superior y es difícil que se moje puesto que tiene un sistema de cierre especial para el traslado. Además el sistema viene presentado en doble bolsa estéril lo que hace mas segura su utilización. Rendimiento y eficacia los dispositivos de seguridad señalados hace que disminuya la necesidad de recambiar el sistema con lo cual mejora el rendimiento consiguiendo el rendimiento con el menor numero de unidades.	40	85,5																						
	27	SU.PC.SANI.01.15.05.409000		CATERER DRENAJE EXTERNO VENTRICULAR	13	90,667500	21 %	74,931818	MEDTRONIC IBÉRICA, S.A.		CIP: 100013872121 REF: 96118	Oferta apta, cumple características técnicas requeridas y no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización el sistema viene con la guía sin introducir lo cual no hace tan fácil su utilización en comparación con la oferta de PRIM y SH MEDICAL, además el sistema luer se introduce menos fácilmente en el drenaje que la oferta de SH MEDICAL. Y el sistema aunque tiene dos orificios para anclaje a la piel no dispone de sistema adicional de seguridad. En cuanto a seguridad de uso y resultados el drenaje no incorpora la llave luer y el sistema de anclaje del drenaje dentro de una bolsa adicional lo que puede hacer que sea mas probable su contaminación en quirófano y haya que ir a buscar otro sistema con la consiguiente perdida de tiempo en la intervención de pacientes criticos. El sistema no dispone de una pieza de seguridad adicional para fijación del drenaje a diferencia de la oferta de PRIM y SH MEDICAL. Rendimiento y eficacia el hecho de que vendas sueltas las llave luer hace mas probable que se tenga que hacer uso de mas de un unidad para conseguir el fin perseguido	0																							

Código:	6hwMS706PFIRMAS+o1NuC+703tqI7b	Fecha	14/11/2023
Firmado Por	MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO	Página	8/13
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/		



ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 10/10/2023

Ag. Lote	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACION GC	UDS	PRECIO UNITARIO C/IVA	IVA	PRECIO UNITARIO S/IVA	PROVEEDOR	VAR	REF.	INF TECNICO	PUNTAJON	Precio oferta Iva Excluido	Precio oferta Iva Incluido	Importe licitación de lote Iva Incluido	Importe Oferta Agrupación de lote Iva Incluido	% Bajada	Puntuación económica	Límite Baja anormal	BAJA ANORMAL	PLAZOS DE ENTREGA	Puntuación plazo de entrega	Criterio Medioambiental	Puntuación criterio medioambiental	Puntuación Total	Adjudicatario propuesto
27	SU.PC.SANI.01.15.05.409000		CATERER DRENAJE EXTERNO VENTRICULAR	13	90,667500	21 %	74,931818	PRIM, S.A.		CIP: 100015488548 REF: INS8420	Oferta buena, cumple características técnicas requeridas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización el sistema viene con la guía introducida lo cual hace mas fácil su uso, además el sistema luer se introduce menos fácilmente en el drenaje que la oferta de SH MEDICAL y menos incómodo de fijar al no disponer de dos orificios para sutura en la piel a diferencia de la oferta de SH MEDICAL. En cuanto a seguridad de uso y resultados el drenaje incorpora la llave luer y el sistema de anclaje del drenaje dentro de una bolsa adicional que hace que sea menos probable su contaminación en quirófano. El sistema tiene una pieza de seguridad adicional para fijación del drenaje. Además la llave luer no tiene dos orificios para fijar a la piel si no que aporta un sistema de silicona que puede ser menos seguro y hace mas probable la autoretra por el paciente que la oferta de SH MEDICAL por lo que puede hacer que haya que volver a implantarlo y el uso de un mayor número de unidades afectando al rendimiento y eficacia del mismo.	20	70				-6,58 %	21,00	51,75	NO	ordinario menor o igual a 48 horas	15	De los documentos aportados, el certificado oficial FSC en vigor dentro del plazo de presentación de las ofertas establecido hasta el 15 /05/2023 y por tanto que cumple los requisitos por los cuales está siendo valorado, a nombre de Cartonajes Gisbert, es uno de los documentos válidos solicitados en el criterio de adjudicación. Este certificado refleja en su alcance el uso de papel y cartón para la producción de planchas y embalajes de cartón ondulado por medios propios FSC mix y FSC reciclado, Sistema de Créditos. La comercialización de planchas y embalajes de cartón ondulado FSC mix y FSC reciclado, Sistema de Transferencia.	5	61,00	
27	SU.PC.SANI.01.15.05.409000		CATERER DRENAJE EXTERNO VENTRICULAR	13	90,667500	21 %	74,931818	SH MEDICAL SALUD Y SERVICIOS IBÉRICA, S.L.		CIP: 10001660038 REF: 60-1010	Oferta muy buena, cumple características técnicas requeridas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización el sistema viene con la guía introducida lo cual hace mas fácil su uso, además el sistema luer se introduce con facilidad en el drenaje y además es cómodo de fijar al disponer de dos orificios para sutura en la piel. En cuanto a seguridad de uso y resultados el drenaje incorpora la llave luer y el sistema de anclaje del drenaje dentro de una bolsa adicional que hace que sea menos probable su contaminación en quirófano. El sistema tiene una pieza de seguridad adicional para fijación del drenaje. Además la llave luer tiene dos orificios para fijar a la piel lo que hace menos probable que el paciente se lo arranque y es menos probable que haya que volver a implantarlo por lo que su rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo el fin perseguido con una unidad de producto.	40	68				-9,25 %	30,00	51,75	NO	Ordinario en un plazo de 24 a 48 Horas	15	Ninguno de los documentos aportados es de los certificados oficiales válidos según el criterio de adjudicación medioambiental.	0	85,00	SH MEDICAL SALUD Y SERVICIOS IBÉRICA, S.L.
28	SU.PC.SANI.01.15.05.400003		CATERER DRENAJE EXTERNO LUMBAR C/ TROCAR	15	156,450000	21 %	129,297521	MEDTRONIC IBÉRICA, S.A.		CIP: 100013872323 REF: 46419	Oferta buena, cumple características técnicas requeridas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización el sistema viene en un envoltorio mas grande que la oferta de PRIM. El sistema no incorpora un apósito transparente a diferencia de la oferta de PRIM lo cual requiere tener que utilizar un apósito diferente que no es específico para esta técnica. Seguridad de uso y resultados las piezas pequeñas del sistema vienen sueltas dentro de la caja lo que puede hacer mas probable su contaminación en quirófanos. Además, el sistema al no incorporar un apósito especial para la fijación del drenaje a la piel puede comprometer la seguridad al ser mas fácil que el paciente se lo retire. La aguja de introducción tiene la longitud adecuada siendo mas corta que la oferta de Suministros Hospitalarios lo cual hace menos probable que se perfore una estructura vital del paciente. Rendimiento y eficacia al no disponer el sistema del apósito de fijación especial puede ser probable que se explante del paciente y que haya que utilizar mas de una unidad. Además de todo ello el sistema dispone de dos orificios en la llave luer para su anclaje a la piel lo cual hace que sea menos probable la autoexplantación del dispositivo y que así se vea comprometida su seguridad y rendimiento. A diferencia de la oferta de Suministro Hospitalarios el sistema de fijación es mas rígido a la piel y no dispone de orificios para su anclaje lo cual hace mas probable que se explante del paciente comprometiendo la seguridad y eficacia.	20	109,9008264				-15,002 %	40,00	87,932025	NO	Ordinario 48 horas	15	De los documentos aportados, el certificado oficial FSC en vigor a nombre de Saica, es uno de los documentos válidos solicitados en el criterio de adjudicación. Este certificado refleja en su alcance el uso de papel y cartón FSC Mix, FSC Recycled y FSC Controlled Wood para su venta directa o para la fabricación y venta de plancha y embalajes de cartón ondulado y compacto, incluyendo actividades subcontratadas, como FSC Mix y FSC Recycled por el sistema de créditos. Compra de plancha de cartón y embalajes FSC Mix y FSC Recycled para la venta de embalajes de cartón y plancha de cartón FSC Mix y FSC Recycled, por el sistema de transferencia	5	80,00	MEDTRONIC IBÉRICA, S.A.
28	SU.PC.SANI.01.15.05.400003		CATERER DRENAJE EXTERNO LUMBAR C/ TROCAR	15	156,450000	21 %	129,297521	PRIM, S.A.		CIP: 100015488649 REF: INS-5010	Oferta muy buena, cumple características técnicas requeridas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización el sistema viene en un envoltorio mas pequeño y mas fácil de manejar a diferencia de las ofertas de Medtronic y Suministros Hospitalarios. El sistema incorpora un apósito transparente lo cual hace mas cómoda su utilización por no tener que utilizar apósitos diferentes. Seguridad de uso y resultados las piezas pequeñas del sistema vienen dentro de una bolsita a diferencia de la oferta de Medtronic y Suministros Hospitalarios lo que hace menos probable su contaminación en quirófanos. Además el sistema incorpora un apósito especial para la fijación del drenaje a la piel lo cual hace menos probable que se salga del paciente. La aguja de introducción tiene la longitud adecuada siendo mas corta que la oferta de Suministros Hospitalarios lo cual hace menos probable que se perfore una estructura vital del paciente.	40	122,8272727				-5,004 %	18,00	87,932025	NO	ordinario menor o igual a 48 horas	15	De los documentos aportados, el certificado oficial FSC en vigor dentro del plazo de presentación de las ofertas establecido hasta el 15 /05/2023 y por tanto que cumple los requisitos por los cuales está siendo valorado, a nombre de Cartonajes Gisbert, es uno de los documentos válidos solicitados en el criterio de adjudicación. Este certificado refleja en su alcance el uso de papel y cartón para la producción de planchas y embalajes de cartón ondulado por medios propios FSC mix y FSC reciclado, Sistema de Créditos. La comercialización de planchas y embalajes de cartón ondulado FSC mix y FSC reciclado, Sistema de Transferencia.	5	78,00	

Código:	6hWMS706PFIRMAS+o1NuC+703tq17b	Fecha	14/11/2023
Firmado Por	MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO	Página	9/13
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/		



ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 10/10/2023

Agrupación	Nº lote	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACION GC	UIDS	PRECIO UNITARIO C/IVA	IVA	PRECIO UNITARIO S/IVA	PROVEEDOR	VAR	REF.	INF TECNICO	PUNTAJON	Precio oferta Iva Excluido	Precio oferta Iva Incluido	Importe licitación Agrupación de lote Iva Incluido	Importe Oferta Agrupación de lote Iva Incluido	% Bajada	Puntuación económica	Límite Baja anormal	BAJA ANORMAL	PLAZOS DE ENTREGA	Puntuación plazo de entrega	Criterio Medioambiental	Puntuación criterio medioambiental	Puntuación Total	Adjudicatario propuesto						
	32	SU.PC.SANI.01.15.05.206000	B72994	TUNELIZADOR MALEABLE CATETER PERITONEAL / adulto-Longitud:[50-100];	44	73,284750	21 %	60,565909	PRIM, S.A.		CIP: 100022402294 REF: 821516	Oferta apta, cumple características técnicas requeridas y no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso el mango es mas estrecho y menos ergonómico lo que puede dificultar su uso, además se tiende a salir de su inserción con mayor facilidad de la oferta de MEDTRONIC. El metal es menos maleable que el de PRIM pudiendo dificultar su utilidad. En cuanto a seguridad de uso y resultados el sistema de anclaje del catéter por inserción puede ser menos seguro que el de la oferta de MEDTRONIC porque hace mas probable que el catéter se salga cuando se esta pasando por el tunelizador. Tiene menos longitud que la oferta de PRIM lo que hace que sea menos adaptable a todo tipo de pacientes con lo que puede ser necesario introducirlo varias veces haciendo varias incisiones en pacientes mas altos. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo su fin perseguido pero el metal mas rígido hace que sea mas probable su fractura por lo que no se puede requerir mas de una unidad.	0	Excluido por no superar umbral minimo																			
	33	SU.PC.SANI.01.15.10.100003	C55900	APLICADOR DE CLIPS C/ CARGA-LONGITUD:[15-16];DIAMETRO:[8-8];	30	33,922350	21 %	28,035000	PRIM, S.A.		CIP: 100004698750 REF: 20-1038	Oferta buena, cumple con las características técnicas requeridas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados. Y en cuanto a rendimiento y eficacia cumple con los fines a los que va destinado con la utilización de una sola unidad.	20		33,88			-0,125 %	3,00	23,75	NO	ordinario menor o igual a 48 horas	15	De los documentos aportados, el certificado oficial FSC en vigor dentro del plazo de presentación de las ofertas establecido hasta el 15 /05/2023 y por tanto que cumple los requisitos por los cuales está siendo valorado, a nombre de Cartonajes Gisbert, es uno de los documentos válidos solicitados en el criterio de adjudicación. Este certificado refleja en su alcance el uso de papel y cartón para la producción de planchas y embalajes de cartón ondulado por medios propios FSC mix y FSC reciclado, Sistema de Créditos. La comercialización de planchas y embalajes de cartón ondulado FSC mix y FSC reciclado, Sistema de Transferencia.	5	43,00	PRIM, S.A.						
	34	SU.PC.SANI.01.15.15.100009	F68562	PUNTERO PARA NEURONA VEIGADOR-MEDIDAS:[16-16];	2	2.858,625000	21 %	2.362,500000				DESIERTO														0,00	DESIERTO						
	35	SU.PC.SANI.01.15.15.200004	E30708	AGUJA BIOPSIA ESTEREOTACTICA-LONGITUD:[150-200];DIAMETRO DE LA	10	425,617500	21 %	351,750000				DESIERTO														0,00	DESIERTO						
	36	SU.PC.SANI.01.15.15.200004	D47322	AGUJA BIOPSIA ESTEREOTACTICA-LONGITUD:[200-250];DIAMETRO DE LA	10	344,191155	21 %	284,455500				DESIERTO														0,00	DESIERTO						
	37	SU.PC.SANI.01.15.15.300000		ELECTRODO DE ESTIMULACION EN TIRABUZON	768	3,176250	21 %	2,625000	ALMEVAN, S.L.		CIP: 100092059996 REF: TE/SS0715-004	Oferta buena, cumple con las características técnicas requeridas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados. Y en cuanto a rendimiento y eficacia cumple con los fines a los que va destinado con la utilización de una sola unidad.	20		3,11			-2,09 %	9,00	2,10	NO	24 horas, como máximo 48 horas	15	De los documentos aportados, solo el certificado oficial ISO 14001:2015 es uno de los certificados oficiales válidos solicitados en el criterio de adjudicación, si bien no presenta en su alcance el uso de plástico biodegradable en la fabricación de los envases ni que el papel/cartón de los embalajes suministrador sea reciclado.	0	44,00							
	37	SU.PC.SANI.01.15.15.300000		ELECTRODO DE ESTIMULACION EN TIRABUZON	768	3,176250	21 %	2,625000	GVB-SPES ESPO, S.L.		CIP: 100147636475 REF: MNCS0615DS	Oferta buena, cumple con las características técnicas requeridas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados. Y en cuanto a rendimiento y eficacia cumple con los fines a los que va destinado con la utilización de una sola unidad.	20		2,904			-8,57 %	27,00		NO	24 horas	15	La documentación aportada no presenta certificados oficiales válidos solicitados en los criterios de adjudicación.	0	62,00	GVB-SPES ESPO, S.L.						
	38	SU.PC.SANI.01.15.15.800000	B91272	EQ. IRRIGACION PINZA BIPOLAR - GC	100	42,256830	21 %	34,923000	PRIM, S.A.		CIP: 100120333599 REF: 9190001RP	Oferta buena, cumple con las características técnicas requeridas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados. Y en cuanto a rendimiento y eficacia cumple con los fines a los que va destinado con la utilización de una sola unidad.	20		42,05			-0,49 %	3,00	29,58	NO	ordinario menor o igual a 48 horas	15	De los documentos aportados, el certificado oficial FSC en vigor dentro del plazo de presentación de las ofertas establecido hasta el 15 /05/2023 y por tanto que cumple los requisitos por los cuales está siendo valorado, a nombre de Cartonajes Gisbert, es uno de los documentos válidos solicitados en el criterio de adjudicación. Este certificado refleja en su alcance el uso de papel y cartón para la producción de planchas y embalajes de cartón ondulado por medios propios FSC mix y FSC reciclado, Sistema de Créditos. La comercialización de planchas y embalajes de cartón ondulado FSC mix y FSC reciclado, Sistema de Transferencia.	5	43,00	PRIM, S.A.						
	39	SU.PC.SANI.01.15.20.000004	D74562	ELECTRODO DE AGUJA MONOPOLAR C/ INFUSION-LONGITUD DEL CABLE:[0-100];DIAMETRO DE LA AGUJA:[25-25];LONGITUD DE LA AGUJA:[5-6];CABLE:si;	90	25,410000	21 %	21,000000	ALMEVAN, S.L.		CIP: 100025878890 REF: V-55-MJTS025-LL	Oferta apta, cumple las características técnicas requeridas pero no aporta ventajas. En cuanto a facilidad de utilización la aguja es muy rígida lo que dificulta el movimiento de la misma que precisamente para la técnica que se utiliza es muy importante por la necesidad de localizar y alcanzar territorios poco accesibles. En cuanto a seguridad de uso y resultados la rigidez de la aguja puede impedir la correcta localización e infiltración de determinados territorios musculares. El rendimiento y eficacia se verían afectados ya que podría suponer tener que hacer cambio de trayectoria de la aguja, lo que implicaría mayor tiempo empleado en la técnica y mayor molestia para el paciente	0	Excluido por no superar umbral minimo																DESIERTO			
	40	SU.PC.SANI.01.15.20.100000	F22832	ELECTRODO DOBLE AGUJA P/ POTENCIALES EVOCADOS Y M.I.O.-Longitud del cable:[100-150];Calibre de la aguja:[27-27];Longitud de la aguja:[12-12];	6.240	1,842225	21 %	1,522500	ALMEVAN, S.L.		CIP: 100117282864 REF: TE/SS0722-001	Oferta buena, cumple con las características técnicas requeridas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados. Y en cuanto a rendimiento y eficacia cumple con los fines a los que va destinado con la utilización de una sola unidad.	20		1,44			-21,83 %	40,00	1,29	NO	24 horas, como máximo 48 horas	15	De los documentos aportados, solo el certificado ISO 14001:2015 es uno de los certificados oficiales válidos solicitados en el criterio de adjudicación, si bien no presenta en su alcance el uso de plástico biodegradable en la fabricación de los envases ni que el papel/cartón de los embalajes suministrador sea reciclado.	0	75,00	ALMEVAN, S.L.						

Código:	6hwMS706PFIRMAS+o1NuC+703tqI7b		Fecha	14/11/2023
Firmado Por	MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO		Página	11/13
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/			



ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 10/10/2023

Ag. lote	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACION GC	UDS	PRECIO UNITARIO C/IVA	IVA	PRECIO UNITARIO S/IVA	PROVEEDOR	VAR	REF.	INF TECNICO	PUNTAJON	Precio oferta Iva Excluido	Precio oferta Iva Incluido	Importe licitación Agrupación de lote Iva Incluido	Importe Oferta Agrupación de lote Iva Incluido	% Bajada	Puntuación económica	Límite Baja anormal	BAJA ANORMAL	PLAZOS DE ENTREGA	Puntuación plazo de entrega	Criterio Medioambiental	Puntuación criterio medioambiental	Puntuación Total	Adjudicatario propuesto		
41	SU.PC.SANI.01.15.20.101000	D59359	ELECTRODO DE AGUIJA PARA EEG Y POTENCIALES EVOCADOS-LONGITUD DEL CABLE:[100-200];DIAMETRO DE LA AGUIJA:[27-27];LONGITUD DE LA AGUIJA:[1-2];CABLE:si;	696	2,286900	21 %	1,890000	ALMEVAN, S.L.		CIP: 100100121033 REF:019-476700	Oferta buena, cumple con las características técnicas requeridas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados. Y en cuanto a rendimiento y eficacia cumple con los fines a los que va destinado con la utilización de una sola unidad.	20		1,40			-38,78 %	39,16		NO	24 horas, como máximo 48 horas	15	De los documentos aportados, solo el certificado ISO 14001:2015 es uno de los certificados oficiales válidos solicitados en el criterio de adjudicación, si bien no presenta en su alcance el uso de plástico biodegradable en la fabricación de los envases ni que el papel/cartón de los embalajes suministrador sea reciclado.	0	74,16			
41	SU.PC.SANI.01.15.20.101000	D59359	ELECTRODO DE AGUIJA PARA EEG Y POTENCIALES EVOCADOS-LONGITUD DEL CABLE:[100-200];DIAMETRO DE LA AGUIJA:[27-27];LONGITUD DE LA AGUIJA:[1-2];CABLE:si;	696	2,286900	21 %	1,890000	FIRMA AMBU, S.L.		CIP: 100003361453 REF: 74512-150/24	Oferta buena, cumple con las características técnicas requeridas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados. Y en cuanto a rendimiento y eficacia cumple con los fines a los que va destinado con la utilización de una sola unidad.	20		1,5125			-33,86 %	38,00	1,06	NO	Ordinario 48 horas Urgente 24 horas	15	De los documentos aportados, los certificados ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 son de los certificados oficiales válidos solicitados en el criterio de adjudicación, si bien no presentan en su alcance el uso de plástico biodegradable en la fabricación de los envases ni que el papel/cartón de los embalajes suministrador sea reciclado.	0	73,00			
41	SU.PC.SANI.01.15.20.101000	D59359	ELECTRODO DE AGUIJA PARA EEG Y POTENCIALES EVOCADOS-LONGITUD DEL CABLE:[100-200];DIAMETRO DE LA AGUIJA:[27-27];LONGITUD DE LA AGUIJA:[1-2];CABLE:si;	696	2,286900	21 %	1,890000	GVB-SPES ESPO, S.L.		CIP: 100125783832 REF: MN40130155	Oferta buena, cumple con las características técnicas requeridas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados. Y en cuanto a rendimiento y eficacia cumple con los fines a los que va destinado con la utilización de una sola unidad.	20		1,3189			-42,33 %	40,00		NO	24 horas	15	La documentación aportada no presenta certificados oficiales válidos solicitados en los criterios de adjudicación.	0	75,00	GVB-SPES ESPO, S.L.		
42	SU.PC.SANI.01.15.20.201000	B60667	ELECTRODO ADHESIVO NFC CON CONECTOR Y CABLE-Largo:[0-500];Ancho:[25-50];	11.640	0,876645	21 %	0,724500	ALMEVAN, S.L.		CIP: 100136784752 REF: MT-AS10CC	Oferta buena, cumple características técnicas requeridas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización no dispone de tira de plástico para sujetar el cable lo que puede ocasionar que se enreden los cables y requiera mayor tiempo de manipulación, son fáciles de pegar y despegar. En seguridad de uso y resultado permite un adecuado registro de potenciales de acción definidos lo que asegura la calidad de la señal. Rendimiento y eficacia son resistentes al cambio de localización por lo que no habría que utilizar mas de una unidad con paciente pero a lo largo de su uso deja restos de pegamento consiguiendo la finalidad perseguida.	20		0,74			-15,59 %	40,00		NO	24 horas, como máximo 48 horas	15	De los documentos aportados, solo el certificado ISO 14001:2015 es uno de los certificados oficiales válidos solicitados en el criterio de adjudicación, si bien no presenta en su alcance el uso de plástico biodegradable en la fabricación de los envases ni que el papel/cartón de los embalajes suministrador sea reciclado.	0	75,00			
42	SU.PC.SANI.01.15.20.201000	B60667	ELECTRODO ADHESIVO NFC CON CONECTOR Y CABLE-Largo:[0-500];Ancho:[25-50];	11.640	0,876645	21 %	0,724500	FIRMA AMBU, S.L.		CIP: 100003360241 REF: 71512-K/C/12	Oferta muy buena, cumple características técnicas requeridas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización la tira de plástico que sujeta el cable es de fácil retirada lo que agiliza su utilización, son fáciles de pegar y despegar. En seguridad de uso y resultado permite un registro de potenciales de acción perfectamente definidos lo que asegura la calidad de la señal. Rendimiento y eficacia son resistentes al cambio de localización por lo que no habría que utilizar mas de una unidad con paciente y no deja restos de pegamento consiguiendo la finalidad perseguida	40		0,7865			-10,28 %	36,60	0,57	NO	Ordinario 48 horas Urgente 24 horas	15	De los documentos aportados, los certificados ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 son de los certificados oficiales válidos solicitados en el criterio de adjudicación, si bien no presentan en su alcance el uso de plástico biodegradable en la fabricación de los envases ni que el papel/cartón de los embalajes suministrador sea reciclado.	0	91,60	FIRMA AMBU, S.L.		
42	SU.PC.SANI.01.15.20.201000	B60667	ELECTRODO ADHESIVO NFC CON CONECTOR Y CABLE-Largo:[0-500];Ancho:[25-50];	11.640	0,876645	21 %	0,724500	GVB-SPES ESPO, S.L.		CIP: 100161696293 REF: DENIB15026	Oferta apta, cumple características técnicas requeridas pero no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización dispone de tira de plástico para sujetar el cable que es necesario cortar para retirarla lo que requiera mayor tiempo de manipulación, son fáciles de pegar pero con su uso pierde su capacidad de adhesión. En seguridad de uso y resultados el tiempo que esta completamente adherido permite un registro de potenciales de acción bien definidos. Rendimiento y eficacia la falta de adhesión puede ocasionar la utilización de mas de una unidad para conseguir el fin perseguido.	0	Excluido por no superar umbral minimo															
43	SU.PC.SANI.01.15.20.501000	F23504	LOCALIZADOR Y ESTIMULADOR DEL NERVI0 FACIAL-DIAMETRO DE LA AGUIJA:[20-20];LONGITUD DE LA AGUIJA:[15-17];	163	131,306175	21 %	108,517500	GVB-SPES ESPO, S.L.		CIP: 100124258939 REF: S11B0100525260	Oferta apta, cumple las características técnicas requeridas pero no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización el terminal del localizador acaba en una bola de diámetro grande para la localización del nervio facial, lo que puede hacer que se estimule alguna estructura adyacente al mismo y llevar a error en cuanto a la localización exacta. Seguridad de uso y resultados el cable de conexión es muy fino, por lo que puede romperse con facilidad. En cuanto a rendimiento y eficacia el terminal no es intercambiable por lo que en caso de caída habría que utilizar otro localizador completo, por lo que puede ser necesario el uso de mas de una unidad para conseguir el fin perseguido.	0	Excluido por no superar umbral minimo															
43	SU.PC.SANI.01.15.20.501000	F23504	LOCALIZADOR Y ESTIMULADOR DEL NERVI0 FACIAL-DIAMETRO DE LA AGUIJA:[20-20];LONGITUD DE LA AGUIJA:[15-17];	163	131,306175	21 %	108,517500	MEDTRONIC IBÉRICA, S.A.		CIP: NO TIENE REF: 8225275	Oferta buena, cumple características técnicas requeridas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización el terminal del localizador tiene una medida adecuada por lo que se consigue una localización precisa del nervio facial. Seguridad de uso y resultados su correcta medida hace que se disminuya el riesgo de error en la localización. En cuanto a rendimiento y eficacia el cable de conexión presenta un grosor adecuado para evitar roturas y el terminal es intercambiable, lo que facilita poder acoplar otro en caso de necesidad y conseguir las finalidad perseguida sin necesidad de la utilización de otro localizador completo.	20		130,000000			-0,99 %	3,00	91,91	NO	Ordinario 48 horas	15	De los documentos aportados, el certificado oficial FSC en vigor a nombre de Saica, es uno de los documentos válidos solicitados en el criterio de adjudicación. Este certificado refleja en su alcance el uso de papel y cartón FSC Mix, FSC Recycled y FSC Controlled Wood para su venta directa o para la fabricación y venta de plancha y embalajes de cartón ondulado y compacto, incluyendo actividades subcontratadas, como FSC Mix y FSC Recycled por el sistema de créditos. Compra de plancha de cartón y embalajes FSC Mix y FSC Recycled para la venta de embalajes de cartón y plancha de cartón FSC Mix y FSC Recycled, por el sistema de transferencia	5	43,00	MEDTRONIC IBÉRICA, S.A.		
44	SU.PC.SANI.01.15.20.600001	B90987	PLACA AISLANTE CON CONECTOR Y CABLE-Superficie activa:[0-200];Longitud del cable:[0-500];	2.000	1,550010	21 %	1,281000	ALMEVAN, S.L.		CIP: 100106533292 REF:MT-GP-150	Oferta buena, cumple con las características técnicas requeridas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados. Y en cuanto a rendimiento y eficacia cumple con los fines a los que va destinado con la utilización de una sola unidad.	20		1,37			-11,61 %	40,00	1,09	NO	24 horas, como máximo 48 horas	15	De los documentos aportados, solo el certificado ISO 14001:2015 es uno de los certificados oficiales válidos solicitados en el criterio de adjudicación, si bien no presenta en su alcance el uso de plástico biodegradable en la fabricación de los envases ni que el papel/cartón de los embalajes suministrador sea reciclado.	0	75,00	ALMEVAN, S.L.		

Código:	6hWMS706PFIRMAS+o1NuC+703tqI7b	Fecha	14/11/2023
Firmado Por	MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO	Página	12/13
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/		



Agrupación	Nº Lote	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACION GC	UDS	PRECIO UNITARIO C/IVA	IVA	PRECIO UNITARIO S/IVA	PROVEEDOR	VAR	REF.	INF TECNICO	PUNTAJON	Precio oferta Iva Excluido	Precio oferta Iva Incluido	Importe licitación Agrupación de lote Iva Incluido	Importe Oferta Agrupación de lote Iva Incluido	% Bajada	Puntuación económica	Límite Baja anormal	BAJA ANORMAL	PLAZOS DE ENTREGA	Puntuación plazo de entrega	Criterio Medioambiental	Puntuación criterio medioambiental	Puntuación Total	Adjudicatario propuesto				
	45	SU.PC.SANI.01.15.22.000001	D30963	GEL CONDUCTOR ELECTROENCEFALOGRAFIA-VOLUMEN:[750-1000];	122	0,030191	21 %	0,024951	ALMEVAN, S.L.		CIP: 100022411780 REF: E-10	Oferta buena, cumple con las características técnicas requeridas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización al ser mas denso que la oferta de GVB-SPES opone mas resistencia a la hora de fluir. En cuanto a seguridad de uso y resultados esto hace que los registros sean mas certeros. Su rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo el fin al que va perseguido sin necesidad de mayor unidad de productos.	20		0,0290			-3,94 %	12,00	0,021134	NO	24 horas, como máximo 48 horas	15	De los documentos aportados, solo el certificado ISO 14001:2015 es uno de los certificados oficiales válidos solicitados en el criterio de adjudicación, si bien no presenta en su alcance el uso de plástico biodegradable en la fabricación de los envases ni que el papel/cartón de los embalajes suministrador sea reciclado.	0	47,00	ALMEVAN, S.L.				
	45	SU.PC.SANI.01.15.22.000001	D30963	GEL CONDUCTOR ELECTROENCEFALOGRAFIA-VOLUMEN:[750-1000];	122	0,030191	21 %	0,024951	GVB-SPES ESPO, S.L.		CIP: 100125783933 REF: NEURGEL250V-3	Oferta apta, cumple características técnicas requeridas pero no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización al presentar una densidad mas líquida que la oferta de ALMEVAN, S.L., una vez introducido en el electrodo de registro del gorro de electroencefalografía se esparce rápidamente a las zonas de alrededor del electrodo. Esto afecta a la seguridad de uso y resultado ya que puede generar peores resultados puesto que podría impedir que se registre diferencia de potencial, con la consecuente pérdida de información clínica. Su rendimiento y eficacia por lo tanto se pueden ver comprometidos ya que puede que sea necesario el cambio de gorro del electrodo, implicando un mayor gasto y mayor tiempo a emplear.	0	Excluido por no superar umbral mínimo																	
	46	SU.PC.SANI.01.15.22.000006	C65107	AGUIJA- CANULA INTRODUCTORA GEL-LONGITUD:[0-25];DIAMETRO DE LA AGUIJA:[16-16];	9.200	0,444675	21 %	0,367500	ALMEVAN, S.L.		CIP: 100008990603 REF: EBB	Oferta muy buena, cumple características técnicas requeridas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización su forma de presentación permite usarlas individualmente sin abrir el resto. La mayor longitud de la cánula respecto a la oferta de GVB permite atravesar los electrodos de registro con menor dificultad. En cuanto a seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia la menor dificultad para atravesar los electrodos de registro disminuye el tiempo de montaje consiguiendo la finalidad perseguida con una unidad.	40		0,30			-32,53 %	40,00		NO	24 horas, como máximo 48 horas	15	De los documentos aportados, solo el certificado ISO 14001:2015 es uno de los certificados oficiales válidos solicitados en el criterio de adjudicación, si bien no presenta en su alcance el uso de plástico biodegradable en la fabricación de los envases ni que el papel/cartón de los embalajes suministrador sea reciclado.	0	95,00	ALMEVAN, S.L.				
	46	SU.PC.SANI.01.15.22.000006	C65107	AGUIJA- CANULA INTRODUCTORA GEL-LONGITUD:[0-25];DIAMETRO DE LA AGUIJA:[16-16];	9.200	0,444675	21 %	0,367500	GVB-SPES ESPO, S.L.		CIP: 100124514127 REF: DISP0001500	Oferta buena, cumple características técnicas requeridas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización su forma de presentación al venir 5 en el mismo paquete pueden perder su esterilización. La menor longitud de la cánula respecto a la oferta de ALMEVAN puede dificultar atravesar los electrodos de registro para la introducción del gel conductor. En cuanto a seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia la mayor dificultad para atravesar los electrodos de registro puede aumentar el tiempo de montaje aunque consiga la finalidad perseguida.	20		0,3267			-26,53 %	38,15	0,24	NO	24 horas	15	La documentación aportada no presenta certificados oficiales válidos solicitados en los criterios de adjudicación.	0	73,15					

ROJAS CALVO EVA MARIA - 30950091A
 Firmado digitalmente por ROJAS CALVO EVA MARIA - 30950091A
 Fecha: 2023.11.13 11:57:34 +01'00'

Código:	6hWMS706PFIRMAS+o1NuC+703tqI7b	Fecha	14/11/2023
Firmado Por	MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO	Página	13/13
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/		

