

INFORME DE VALORACIÓN DE CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS DEL ACUERDO MARCO CON VARIAS EMPRESAS POR EL QUE SE FIJAN LAS CONDICIONES PARA EL SUMINISTRO DE SUTURAS MECÁNICAS PARA LOS CENTROS SANITARIOS DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

Objeto del presente informe es la valoración de criterios no automáticos de las ofertas que se han presentado para participar en la licitación del expediente nº 4008/2022 (SIGLO 1275/2022) "ACUERDO MARCO CON VARIAS EMPRESAS POR EL QUE SE FIJAN LAS CONDICIONES PARA EL SUMINISTRO DE SUTURAS MECÁNICAS PARA LOS CENTROS SANITARIOS DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD".

La Comisión Técnica designada para la elaboración del presente Informe de criterios no automáticos, está compuesta por:

NOMBRE Y APELLIDOS	CENTRO	PUESTO DESEMPEÑADO
Olga Carmona Muro	Hospital Universitario Torrecárdenas	Supervisora Bloque Quirúrgico
María Isabel Carricondo Martínez	Hospital Universitario Torrecárdenas	Responsable de Recursos Materiales
Juan Torres Melero	Hospital Universitario Torrecárdenas	Jefe de Servicio en funciones Cirugía General y Aparato Digestivo
Luisa Pérez Rodríguez	Hospital La Inmaculada. AGSNA	Supervisora Bloque Quirúrgico
Andrés Javier Gallardo Ortega	Hospital La Inmaculada Huerca-Overa	Jefe de Servicio de Cirugía
Osorio Rodríguez Ruiz	Hospital Universitario Poniente	FEA Cirugía General
Leonor María Fernández Valero	Hospital Universitario Poniente	Enfermera Apoyo Gestión Recursos Materiales Bloque Quirúrgico
Natividad Valencia Liñán	Subdirección de Compras y Logística.SSCC	Jefa de Sección de Catálogo y Banco

Las empresas admitidas a la licitación para los 36 lotes ofertados son las que se relacionan a continuación:

LICITADORES
MEDTRONIC IBERICA, S.A.
GARRIC MEDICA, S.L
B.BRAUN SURGICAL, S.A
DAVSAN DISTRIBUCIONES CLÍNICAS, S.L
DISTRIBUCIONES LEVANTINAS SANITARIAS, S.L
OPTIMUM VISION CARE, S.A
IBERIAN CARE 2016 , S.L
EIE MEDICAL, S.L



CAHNOS, S.L
JOHNSON & JOHNSON, S.A
PRIM, S.A
PRODUCTOS ESPECIALES DE NEOMEDIC INTERNATIONAL, S.L
PROHOSA, S.A
MBA SURGICAL EMPOWERMENT
REACH MEDICAL, S.L
AMEVISA, S.A
DGM VASCULAR, S.L
DEXTROMEDICA, S.L
TELEFLEX MEDICAL , S.A.U
CIRUGIA ORTOPEDIA Y MEDICINA MEDCOR, S.L

En el **ANEXO I** del presente Informe se incluyen las ofertas que **no cumplen con lo solicitado en el Pliego de Prescripciones Técnicas** y se describen de forma detallada los motivos de cada una de ellas y las empresas que **cumplen con todo lo solicitado en el Pliego de Prescripciones Técnicas** con su valoración:

ANEXO I INFORME DE VALORACIÓN DE CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS

LOTE	(GC)	DESCRIPCIÓN	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA	CALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS RESULTADOS (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	FACILIDAD DE USO, ERGONOMÍA Y DISEÑO (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	EFICACIA, EFECTIVIDAD Y EFICIENCIA DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	ENVASADO Y ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	TOTAL PUNTUACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA (50 PUNTOS)
1	B38607	GRAPADORA DE PIEL-Nº de Grapas:[30-60];	MEDTRONIC IBERICA, SA.	8886803712	15	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Se consigue una formación de las grapas consistente y homogénea	15	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Cuenta con sistema de disparo parcial y seguridad táctil y sonora. Con indicador de centrado de punto para el posicionamiento de las grapas	10	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Cuenta con evidencia clínica que permite valorar una efectividad y seguridad contrastada con el uso del material	10	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Envase unitario resistente, etiquetado que permite mantener la calidad de uso seguro del producto	50
			GARRIC MEDICA, S.L.	00030	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables relacionadas con el parámetro objeto de valoración: Cierre de la grapa no homogéneo	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables relacionadas con el parámetro objeto de valoración: Presenta muesca en forma de flecha como indicador de centrado de punto	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: No existen evidencias clínicas/bibliográficas que permitan valorar la seguridad clínicamente contrastada con el uso del material	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración	0

ANEXO I INFORME DE VALORACIÓN DE CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS													
LOTE	(GC)	DESCRIPCIÓN	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA	CALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS RESULTADOS (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	FACILIDAD DE USO, ERGONOMÍA Y DISEÑO (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	EFICACIA, EFECTIVIDAD Y EFICIENCIA DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	ENVASADO Y ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	TOTAL PUNTUACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA (50 PUNTOS)
1	B38607	GRAPADORA DE PIEL-Nº de Grapas:[30-60];	B.BRAUN SURGICAL, S.A	783100	15	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Se consigue una formación de las grapas consistente y homogénea. Grapa de acero inoxidable recubierta de teflón	7,5	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: El diseño del cabezal proporciona una correcta visibilidad en la zona de aplicación del punto, cuenta con indicador frontal para centrado del mismo. Diseño del mango en tenaza con superficie antideslizante	10	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: La calidad y manejabilidad del producto ofertado implican su efectividad y rentabilidad en relación con el uso de unidades utilizadas	5	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: Envase unitario individual de fácil apertura. Etiquetado que facilita la identificación del producto	37,50
			DAVSAN DISTRIBUCIONES CLÍNICAS	AKYPF-35B	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables relacionadas con el parámetro objeto de valoración: Cierre de la grapa no homogéneo	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: Diseño simple	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: No existen evidencias clínicas/bibliográficas que permitan valorar la seguridad clínicamente contrastada con el uso del material	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración	0

ANEXO I INFORME DE VALORACIÓN DE CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS													
LOTE	(GC)	DESCRIPCIÓN	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA	CALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS RESULTADOS (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	FACILIDAD DE USO, ERGONOMÍA Y DISEÑO (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	EFICACIA, EFECTIVIDAD Y EFICIENCIA DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	ENVASADO Y ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	TOTAL PUNTUACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA (50 PUNTOS)
1	B38607	GRAPADORA DE PIEL-Nº de Grapas:[30-60];	DILESA, S.A DISTRIBUCIONES LEVANTINAS SANITARIAS, S.L.	AKYPF-35A	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables relacionadas con el parámetro objeto de valoración: Cierre de la grapa no homogéneo	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: Diseño simple	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: No existen evidencias clínicas/bibliográficas que permitan valorar la seguridad clínicamente contrastada con el uso del material	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración	0
			OPTIMUM VISION CARE, S.A.	WZDSS-A-35W	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables relacionadas con el parámetro objeto de valoración: Cierre de la grapa no homogéneo	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: El disparo de la grapa se produce en dos fases	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: No existen evidencias clínicas/bibliográficas que permitan valorar la seguridad clínicamente contrastada con el uso del material	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración	0

ANEXO I INFORME DE VALORACIÓN DE CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS													
LOTE	(GC)	DESCRIPCIÓN	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA	CALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS RESULTADOS (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	FACILIDAD DE USO, ERGONOMÍA Y DISEÑO (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	EFICACIA, EFECTIVIDAD Y EFICIENCIA DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	ENVASADO Y ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	TOTAL PUNTUACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA (50 PUNTOS)
1	B38607	GRAPADORA DE PIEL-Nº de Grapas:[30-60];	IBERIAN CARE 2016 , S.L.	DSSB-35-W	7,5	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: Cierre de la grapa homogéneo	7,5	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: Cuenta con indicador de centrado de punto	5	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas destacables respecto al parámetro objeto de valoración: La calidad y manejabilidad del producto ofertado implican un grado óptimo de efectividad y rentabilidad en relación con el uso de unidades utilizadas	5	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: Envase unitario individual de fácil apertura. Etiquetado que facilita la identificación del producto	25
			EIE MEDICAL, S.L.	WZDSS-A-35W	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables relacionadas con el parámetro objeto de valoración: Cierre de la grapa no homogéneo	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: El disparo de la grapa se produce en dos fases	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: No existen evidencias clínicas/bibliográficas que permitan valorar la seguridad clínicamente contrastada con el uso del material	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración	0

ANEXO I INFORME DE VALORACIÓN DE CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS													
LOTE	(GC)	DESCRIPCIÓN	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA	CALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS RESULTADOS (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	FACILIDAD DE USO, ERGONOMÍA Y DISEÑO (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	EFICACIA, EFECTIVIDAD Y EFICIENCIA DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	ENVASADO Y ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	TOTAL PUNTUACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA (50 PUNTOS)
1	B38607	GRAPADORA DE PIEL-Nº de Grapas:[30-60];	CAHNOS, S.L.	234001	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables relacionadas con el parámetro objeto de valoración: Cierre de la grapa no homogéneo	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: El disparo de la grapa se produce en dos fases	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: No existen evidencias clínicas/bibliográficas que permitan valorar la seguridad clínicamente contrastada con el uso del material	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración	0
2	E71085	GRAPADORA RECTA CORTADORA 70-80mm / ALTURA DE GRAPA SELECCIONABLE-Altura de grapa Cerrada:[1.5-2.0];Longitud grapadora:[0-30];Longitud de grapado:(60-80];	JOHNSON & JOHNSON, S.A	NTLC75	-		-		-		-		No cumple PPT, se propone para su exclusión: No incorpora la carga de grapas
			EIE MEDICAL, S.L.	WZCTS-A-80M	-		-		-		-		No cumple PPT, se propone para su exclusión: No tiene altura de la grapa seleccionable y contiene cuatro filas de grapas

ANEXO I INFORME DE VALORACIÓN DE CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS													
LOTE	(GC)	DESCRIPCIÓN	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA	CALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS RESULTADOS (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	FACILIDAD DE USO, ERGONOMÍA Y DISEÑO (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	EFICACIA, EFECTIVIDAD Y EFICIENCIA DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	ENVASADO Y ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	TOTAL PUNTUACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA (50 PUNTOS)
2	E71085	GRAPADORA RECTA CORTADORA 70-80mm / ALTURA DE GRAPA SELECCIONABLE-Altura de grapa Cerrada:[1.5-2.0];Longitud grapadora:[0-30];Longitud de grapado:(60-80];	CAHNOS, S.L.	WZCTS-A-80M	-		-		-		-		No cumple PPT, se propone para su exclusión: No tiene altura de la grapa seleccionable y contiene cuatro filas de grapas
3	E71285	CARGA PARA GRAPADORA CORTADORA C/ ALTURA DE GRAPA SELECCIONABLE-LONGITUD DEL GRAPADO:[75-75];	JOHNSON & JOHNSON, S.A	SR75	15	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Corte y grapado preciso, con cierre de grapas regular, simétrico, y hemostático	15	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Diseño que facilita la selección de la altura de la grapa identificada mediante colores	10	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Cuenta con evidencia clínica y bibliográfica que permite valorar una efectividad y seguridad contrastada con el uso del material	10	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Envase unitario resistente, etiquetado que permite mantener la calidad de uso seguro del producto	50

ANEXO I INFORME DE VALORACIÓN DE CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS													
LOTE	(GC)	DESCRIPCIÓN	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA	CALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS RESULTADOS (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	FACILIDAD DE USO, ERGONOMÍA Y DISEÑO (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	EFICACIA, EFECTIVIDAD Y EFICIENCIA DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	ENVASADO Y ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	TOTAL PUNTUACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA (50 PUNTOS)
3	E71285	CARGA PARA GRAPADORA CORTADORA C/ ALTURA DE GRAPA SELECCIONABLE-LONGITUD DEL GRAPADO:[75-75];	EIE MEDICAL, S.L.	WZCTS-P1-80M	-		-		-		-		No cumple PPT, se propone para su exclusión: El producto ofertado no es una carga para una grapadora de altura seleccionable. Sólo contiene cuatro líneas de grapas
			CAHNOS, S.L.	WZCTS-P1-80M	-		-		-		-		No cumple PPT, se propone para su exclusión: El producto ofertado no es una carga para una grapadora de altura seleccionable. Sólo contiene cuatro líneas de grapas

ANEXO I INFORME DE VALORACIÓN DE CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS													
LOTE	(GC)	DESCRIPCIÓN	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA	CALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS RESULTADOS (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	FACILIDAD DE USO, ERGONOMÍA Y DISEÑO (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	EFICACIA, EFECTIVIDAD Y EFICIENCIA DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	ENVASADO Y ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	TOTAL PUNTUACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA (50 PUNTOS)
4	E55930	GRAPADORA RECTA CORTADORA 50-60mm.- Diámetro:(0-1);Tipo de tejido:normal (alto grapa abierta 3-4);Longitud grapadora:[0-30];Longitud de grapado:(30-60];	MEDTRONIC IBERICA, SA.	GIA6038S	15	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Precisión de corte y grapado, diseño del yunque para una correcta formación de la grapa. Incorpora mecanismo de seguridad	15	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Facilidad de uso con ambas manos, que permite un cierre progresivo y uniforme del tejido. Cierre intermedio para recolocación del tejido	10	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Cuenta con evidencia clínica que permite valorar una efectividad y seguridad contrastada con el uso del material	10	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Envase unitario resistente, etiquetado que permite mantener la calidad de uso seguro del producto	50
			JOHNSON & JOHNSON, S.A	TLC55	15	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Precisión de corte y grapado, incorpora un mecanismo que asegura el cierre paralelo de las mandíbulas. Cuenta con un bloqueo de seguridad	15	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Mango ergonómico que permite un correcto uso con ambas manos	10	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Cuenta con evidencia clínica y bibliográfica que permite valorar una efectividad y seguridad contrastada con el uso del material	10	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Envase unitario resistente, etiquetado que permite mantener la calidad de uso seguro del producto	50

ANEXO I INFORME DE VALORACIÓN DE CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS													
LOTE	(GC)	DESCRIPCIÓN	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA	CALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS RESULTADOS (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	FACILIDAD DE USO, ERGONOMÍA Y DISEÑO (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	EFICACIA, EFECTIVIDAD Y EFICIENCIA DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	ENVASADO Y ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	TOTAL PUNTUACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA (50 PUNTOS)
4	E55930	GRAPADORA RECTA CORTADORA 50-60mm.- Diámetro:(0-1);Tipo de tejido:normal (alto grapa abierta 3-4);Longitud grapadora:[0-30];Longitud de grapado:(30-60];	PRIM, S.A.	SSAB-60 3.8 MM	7,5	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: Grapado preciso y estable con una correcta formación de las grapas. Con sistema de bloqueo de seguridad	7,5	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: Mango ergonómico y de fácil manejo con doble posibilidad de apertura del instrumento	10	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Cuenta con evidencia clínica que permite valorar una efectividad y seguridad contrastada con el uso del material	10	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Envase unitario resistente, etiquetado que permite mantener la calidad de uso seguro del producto	35
			B.BRAUN SURGICAL, S.A	LC6038	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: No presenta ventajas relacionadas con la línea de corte y grapado o el cierre final de la grapa	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: Mecanismo de apertura complejo, requiriéndose el uso de ambas manos al no disponer de goma de sujeción	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: No existen evidencias clínicas/bibliográficas que permitan valorar la seguridad clínicamente contrastada con el uso del material	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración	0
			NEOMEDIC INTERNATIONAL	YQG-55L	-		-		-		-		No cumple PPT, se propone para su exclusión: Incorpora seis filas de grapas

ANEXO I INFORME DE VALORACIÓN DE CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS													
LOTE	(GC)	DESCRIPCIÓN	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA	CALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS RESULTADOS (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	FACILIDAD DE USO, ERGONOMÍA Y DISEÑO (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	EFICACIA, EFECTIVIDAD Y EFICIENCIA DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	ENVASADO Y ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	TOTAL PUNTUACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA (50 PUNTOS)
4	E55930	GRAPADORA RECTA CORTADORA 50-60mm.- Diámetro:(0-1);Tipo de tejido:normal (alto grapa abierta 3-4);Longitud grapadora:[0-30];Longitud de grapado:(30-60];	PROHOSA,S.A	PS9LC608	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: No presenta ventajas relacionadas con la línea de corte y grapado o el cierre final de la grapa	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: No presenta ventajas relacionadas con la facilidad de uso, ergonomía y diseño	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: No existen evidencias clínicas/bibliográficas que permitan valorar la seguridad clínicamente contrastada con el uso del material	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración	0
			MBA SURGICAL EMPOWERMENT	ES-LC60C	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración : No presenta ventajas relacionadas con la línea de corte y grapado o el cierre final de la grapa	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: No presenta ventajas relacionadas con la facilidad de uso, ergonomía y diseño	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: No existen evidencias clínicas/bibliográficas que permitan valorar la seguridad clínicamente contrastada con el uso del material	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración	0

ANEXO I INFORME DE VALORACIÓN DE CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS													
LOTE	(GC)	DESCRIPCIÓN	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA	CALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS RESULTADOS (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	FACILIDAD DE USO, ERGONOMÍA Y DISEÑO (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	EFICACIA, EFECTIVIDAD Y EFICIENCIA DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	ENVASADO Y ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	TOTAL PUNTUACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA (50 PUNTOS)
4	E55930	GRAPADORA RECTA CORTADORA 50-60mm.- Diámetro:(0-1);Tipo de tejido:normal (alto grapa abierta 3-4);Longitud grapadora:[0-30];Longitud de grapado:(30-60];	REACH MEDICAL, S.L.	FLC6038S	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: No presenta ventajas relacionadas con la línea de corte y grapado o el cierre final de la grapa	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: No presenta ventajas relacionadas con la facilidad de uso, ergonomía y diseño	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: No existen evidencias clínicas/bibliográficas que permitan valorar la seguridad clínicamente contrastada con el uso del material	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración	0
			AMEVISA, S.A	MLC60	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: No presenta ventajas relacionadas con la línea de corte y grapado o el cierre final de la grapa	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: No presenta ventajas relacionadas con la facilidad de uso, ergonomía y diseño	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: No existen evidencias clínicas/bibliográficas que permitan valorar la seguridad clínicamente contrastada con el uso del material	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración	0

ANEXO I INFORME DE VALORACIÓN DE CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS													
LOTE	(GC)	DESCRIPCIÓN	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA	CALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS RESULTADOS (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	FACILIDAD DE USO, ERGONOMÍA Y DISEÑO (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	EFICACIA, EFECTIVIDAD Y EFICIENCIA DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	ENVASADO Y ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	TOTAL PUNTUACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA (50 PUNTOS)
4	E55930	GRAPADORA RECTA CORTADORA 50-60mm.- Diámetro:(0-1);Tipo de tejido:normal (alto grapa abierta 3-4);Longitud grapadora:[0-30];Longitud de grapado:(30-60];	IBERIAN CARE 2016 , S.L.	QHS-60-C	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: No presenta ventajas relacionadas con la línea de corte y grapado o el cierre final de la grapa	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: No presenta ventajas relacionadas con la facilidad de uso, ergonomía y diseño	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: No existen evidencias clínicas/bibliográficas que permitan valorar la seguridad clínicamente contrastada con el uso del material	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración	0
			EIE MEDICAL, S.L.	WZCTS-A-60M	-		-		-		-		No cumple PPT, se propone para su exclusión: No se han recibido muestras para este lote
5	B40144	CARGA PARA GRAPADORA CORTADORA 50-60mm.-TIPO DE TEJIDO:normal	MEDTRONIC IBERICA, SA.	GIA6038L	15	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Grapa de sección rectangular de titanio libre de níquel con tecnología de grapado direccional	15	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Avance de cuchilla sin resistencia	10	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Cuenta con evidencia clínica que permite valorar una efectividad y seguridad contrastada con el uso del material	10	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Envase unitario resistente, etiquetado que permite mantener la calidad de uso seguro del producto	50

ANEXO I INFORME DE VALORACIÓN DE CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS													
LOTE	(GC)	DESCRIPCIÓN	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA	CALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS RESULTADOS (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	FACILIDAD DE USO, ERGONOMÍA Y DISEÑO (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	EFICACIA, EFECTIVIDAD Y EFICIENCIA DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	ENVASADO Y ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	TOTAL PUNTUACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA (50 PUNTOS)
5	B40144	CARGA PARA GRAPADORA CORTADORA 50-60mm.-TIPO DE TEJIDO:normal	JOHNSON & JOHNSON, S.A	TCR55	15	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Grapa de aleación de titanio de cierre regular y simétrico	15	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Avance de cuchilla sin resistencia	10	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Cuenta con evidencia clínica y bibliográfica que permite valorar una efectividad y seguridad contrastada con el uso del material	10	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Envase unitario resistente, etiquetado que permite mantener la calidad de uso seguro del producto	50
			PRIM, S.A.	SADB-60N	7,5	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: Grapas de sección rectangular y cierre en forma de B	7,5	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: Correcto avance de cuchilla	10	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Cuenta con evidencia clínica que permite valorar una efectividad y seguridad contrastada con el uso del material	10	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Envase unitario resistente, etiquetado que permite mantener la calidad de uso seguro del producto	35

ANEXO I INFORME DE VALORACIÓN DE CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS													
LOTE	(GC)	DESCRIPCIÓN	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA	CALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS RESULTADOS (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	FACILIDAD DE USO, ERGONOMÍA Y DISEÑO (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	EFICACIA, EFECTIVIDAD Y EFICIENCIA DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	ENVASADO Y ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	TOTAL PUNTUACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA (50 PUNTOS)
5	B40144	CARGA PARA GRAPADORA CORTADORA 50-60mm.-TIPO DE TEJIDO:normal	B.BRAUN SURGICAL, S.A	LCC6038	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables relacionadas con el cierre final de la grapa: No presenta ventajas relacionadas con la línea de corte y grapado o el cierre final de la grapa	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: No presenta ventajas relacionadas con la facilidad de uso, ergonomía y diseño	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: No existen evidencias clínicas/bibliográficas que permitan valorar la seguridad clínicamente contrastada con el uso del material	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración	0
			NEOMEDIC INTERNATIONAL	YQGZ-55L	-		-		-		-		No cumple PPT, se propone para su exclusión: Incorpora seis filas de grapas
			PROHOSA,S.A	PS9LCR60B	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables relacionadas con el cierre final de la grapa: No presenta ventajas relacionadas con la línea de corte y grapado o el cierre final de la grapa	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: No presenta ventajas relacionadas con la facilidad de uso, ergonomía y diseño	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: No existen evidencias clínicas/bibliográficas que permitan valorar la seguridad clínicamente contrastada con el uso del material	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración	0

ANEXO I INFORME DE VALORACIÓN DE CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS													
LOTE	(GC)	DESCRIPCIÓN	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA	CALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS RESULTADOS (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	FACILIDAD DE USO, ERGONOMÍA Y DISEÑO (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	EFICACIA, EFECTIVIDAD Y EFICIENCIA DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	ENVASADO Y ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	TOTAL PUNTUACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA (50 PUNTOS)
5	B40144	CARGA PARA GRAPADORA CORTADORA 50-60mm.-TIPO DE TEJIDO:normal	MBA SURGICAL EMPOWERMENT	ES-LCC60C	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables relacionadas con el cierre final de la grapa: No presenta ventajas relacionadas con la línea de corte y grapado o el cierre final de la grapa	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: No presenta ventajas relacionadas con la facilidad de uso, ergonomía y diseño	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: No existen evidencias clínicas/bibliográficas que permitan valorar la seguridad clínicamente contrastada con el uso del material	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración	0
			REACH MEDICAL, S.L.	FLC6038L	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables relacionadas con el cierre final de la grapa: No presenta ventajas relacionadas con la línea de corte y grapado o el cierre final de la grapa	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: No presenta ventajas relacionadas con la facilidad de uso, ergonomía y diseño	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: No existen evidencias clínicas/bibliográficas que permitan valorar la seguridad clínicamente contrastada con el uso del material	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración	0

ANEXO I INFORME DE VALORACIÓN DE CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS													
LOTE	(GC)	DESCRIPCIÓN	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA	CALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS RESULTADOS (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	FACILIDAD DE USO, ERGONOMÍA Y DISEÑO (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	EFICACIA, EFECTIVIDAD Y EFICIENCIA DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	ENVASADO Y ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	TOTAL PUNTUACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA (50 PUNTOS)
5	B40144	CARGA PARA GRAPADORA CORTADORA 50-60mm.-TIPO DE TEJIDO:normal	AMEVISA, S.A	MLCR60-3.8	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables relacionadas con el cierre final de la grapa: No presenta ventajas relacionadas con la línea de corte y grapado o el cierre final de la grapa	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: No presenta ventajas relacionadas con la facilidad de uso, ergonomía y diseño	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: No existen evidencias clínicas/bibliográficas que permitan valorar la seguridad clínicamente contrastada con el uso del material	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración	0
			EIE MEDICAL, S.L.	WZCTS-P1-60M	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables relacionadas con el cierre final de la grapa: No presenta ventajas relacionadas con la línea de corte y grapado o el cierre final de la grapa	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: No presenta ventajas relacionadas con la facilidad de uso, ergonomía y diseño	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: No existen evidencias clínicas/bibliográficas que permitan valorar la seguridad clínicamente contrastada con el uso del material	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración	0

ANEXO I INFORME DE VALORACIÓN DE CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS													
LOTE	(GC)	DESCRIPCIÓN	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA	CALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS RESULTADOS (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	FACILIDAD DE USO, ERGONOMÍA Y DISEÑO (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	EFICACIA, EFECTIVIDAD Y EFICIENCIA DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	ENVASADO Y ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	TOTAL PUNTUACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA (50 PUNTOS)
5	B40144	CARGA PARA GRAPADORA CORTADORA 50-60mm.-TIPO DE TEJIDO:normal	CAHNOS, S.L.	WZCTS-P1-60M	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables relacionadas con el cierre final de la grapa: No presenta ventajas relacionadas con la línea de corte y grapado o el cierre final de la grapa	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: No presenta ventajas relacionadas con la facilidad de uso, ergonomía y diseño	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: No existen evidencias clínicas/bibliográficas que permitan valorar la seguridad clínicamente contrastada con el uso del material	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración	0
			IBERIAN CARE 2016 , S.L.	QZS-60-C	-		-		-		-		No cumple PPT, se propone para su exclusión: No se han recibido muestras para este lote
6	E03224	GRAPADORA RECTA CORTADORA 70-80mm.- Diámetro:(0-1);Tipo de tejido:normal (alto grapa abierta 3-4);Longitud grapadora:[0-30];Longitud de grapado:(60-80];	MEDTRONIC IBERICA, SA.	GIA8038S	15	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Precisión de corte y grapado, diseño del yunque para una correcta formación de la grapa. Incorpora mecanismo de seguridad	15	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Facilidad de uso con ambas manos, que permite un cierre progresivo y uniforme del tejido. Cierre intermedio para recolocación del tejido	10	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Cuenta con evidencia clínica que permite valorar una efectividad y seguridad contrastada con el uso del material	10	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Envase unitario resistente, etiquetado que permite mantener la calidad de uso seguro del producto	50

ANEXO I INFORME DE VALORACIÓN DE CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS													
LOTE	(GC)	DESCRIPCIÓN	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA	CALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS RESULTADOS (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	FACILIDAD DE USO, ERGONOMÍA Y DISEÑO (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	EFICACIA, EFECTIVIDAD Y EFICIENCIA DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	ENVASADO Y ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	TOTAL PUNTUACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA (50 PUNTOS)
6	E03224	GRAPADORA RECTA CORTADORA 70-80mm.- Diámetro:(0-1);Tipo de tejido:normal (alto grapa abierta 3-4);Longitud grapadora:[0-30];Longitud de grapado:(60-80];	JOHNSON & JOHNSON, S.A	TLC75	15	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Precisión de corte y grapado, incorpora un mecanismo que asegura el cierre paralelo de las mandíbulas. Cuenta con un bloqueo de seguridad	15	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Mango ergonómico que permite un correcto uso con ambas manos	10	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Cuenta con evidencia clínica y bibliográfica que permite valorar una efectividad y seguridad contrastada con el uso del material	10	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Envase unitario resistente, etiquetado que permite mantener la calidad de uso seguro del producto	50
			PRIM, S.A.	SSAB-80 3.8 MM	7,5	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: Grapado preciso y estable con una correcta formación de las grapas. Con sistema de bloqueo de seguridad	7,5	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: Mango ergonómico y de fácil manejo con doble posibilidad de apertura del instrumento	10	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Cuenta con evidencia clínica que permite valorar una efectividad y seguridad contrastada con el uso del material	10	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Envase unitario resistente, etiquetado que permite mantener la calidad de uso seguro del producto	35

ANEXO I INFORME DE VALORACIÓN DE CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS													
LOTE	(GC)	DESCRIPCIÓN	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA	CALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS RESULTADOS (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	FACILIDAD DE USO, ERGONOMÍA Y DISEÑO (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	EFICACIA, EFECTIVIDAD Y EFICIENCIA DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	ENVASADO Y ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	TOTAL PUNTUACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA (50 PUNTOS)
6	E03224	GRAPADORA RECTA CORTADORA 70-80mm.- Diámetro:(0-1);Tipo de tejido:normal (alto grapa abierta 3-4);Longitud grapadora:[0-30];Longitud de grapado:(60-80];	B.BRAUN SURGICAL, S.A	LC8038	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: No presenta ventajas relacionadas con la línea de corte y grapado o el cierre final de la grapa	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: Mecanismo de apertura complejo, requiriéndose el uso de ambas manos al no disponer de goma de sujeción	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: No existen evidencias clínicas/bibliográficas que permitan valorar la seguridad clínicamente contrastada con el uso del material	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración	0
			NEOMEDIC INTERNATIONAL	YQG-75L	-		-		-		-		No cumple PPT, se propone para su exclusión: Incorpora seis filas de grapas
			PROHOSA,S.A	PS9LC80B	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: No presenta ventajas relacionadas con la línea de corte y grapado o el cierre final de la grapa	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: No presenta ventajas relacionadas con la facilidad de uso, ergonomía y diseño	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: No existen evidencias clínicas/bibliográficas que permitan valorar la seguridad clínicamente contrastada con el uso del material	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración	0

ANEXO I INFORME DE VALORACIÓN DE CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS													
LOTE	(GC)	DESCRIPCIÓN	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA	CALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS RESULTADOS (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	FACILIDAD DE USO, ERGONOMÍA Y DISEÑO (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	EFICACIA, EFECTIVIDAD Y EFICIENCIA DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	ENVASADO Y ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	TOTAL PUNTUACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA (50 PUNTOS)
6	E03224	GRAPADORA RECTA CORTADORA 70-80mm.- Diámetro:(0-1);Tipo de tejido:normal (alto grapa abierta 3-4);Longitud grapadora:[0-30];Longitud de grapado:(60-80];	REACH MEDICAL, S.L.	FLC8038S	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: No presenta ventajas relacionadas con la línea de corte y grapado o el cierre final de la grapa	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: No presenta ventajas relacionadas con la facilidad de uso, ergonomía y diseño	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: No existen evidencias clínicas/bibliográficas que permitan valorar la seguridad clínicamente contrastada con el uso del material	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración	0
			AMEVISA, S.A	MLC80	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: No presenta ventajas relacionadas con la línea de corte y grapado o el cierre final de la grapa	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: No presenta ventajas relacionadas con la facilidad de uso, ergonomía y diseño	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: No existen evidencias clínicas/bibliográficas que permitan valorar la seguridad clínicamente contrastada con el uso del material	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración	0

ANEXO I INFORME DE VALORACIÓN DE CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS													
LOTE	(GC)	DESCRIPCIÓN	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA	CALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS RESULTADOS (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	FACILIDAD DE USO, ERGONOMÍA Y DISEÑO (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	EFICACIA, EFECTIVIDAD Y EFICIENCIA DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	ENVASADO Y ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	TOTAL PUNTUACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA (50 PUNTOS)
6	E03224	GRAPADORA RECTA CORTADORA 70-80mm.- Diámetro:(0-1);Tipo de tejido:normal (alto grapa abierta 3-4);Longitud grapadora:[0-30];Longitud de grapado:(60-80];	IBERIAN CARE 2016 , S.L.	QHS-80-C	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: No presenta ventajas relacionadas con la línea de corte y grapado o el cierre final de la grapa	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: No presenta ventajas relacionadas con la facilidad de uso, ergonomía y diseño	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: No existen evidencias clínicas/bibliográficas que permitan valorar la seguridad clínicamente contrastada con el uso del material	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración	0
			EIE MEDICAL, S.L.	WZCTS-A-80H	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas respecto a los parámetros objeto de valoración: No presenta ventajas relacionadas con la línea de corte y grapado o el cierre final de la grapa	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: No presenta ventajas relacionadas con la facilidad de uso, ergonomía y diseño	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: No existen evidencias clínicas/bibliográficas que permitan valorar la seguridad clínicamente contrastada con el uso del material	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración	0

ANEXO I INFORME DE VALORACIÓN DE CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS													
LOTE	(GC)	DESCRIPCIÓN	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA	CALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS RESULTADOS (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	FACILIDAD DE USO, ERGONOMÍA Y DISEÑO (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	EFICACIA, EFECTIVIDAD Y EFICIENCIA DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	ENVASADO Y ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	TOTAL PUNTUACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA (50 PUNTOS)
6	E03224	GRAPADORA RECTA CORTADORA 70-80mm.- Diámetro:(0-1);Tipo de tejido:normal (alto grapa abierta 3-4);Longitud grapadora:[0-30];Longitud de grapado:(60-80);	CAHNOS, S.L.	WZCTS-A-80H	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: No presenta ventajas relacionadas con la línea de corte y grapado o el cierre final de la grapa	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: No presenta ventajas relacionadas con la facilidad de uso, ergonomía y diseño	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: No existen evidencias clínicas/bibliográficas que permitan valorar la seguridad clínicamente contrastada con el uso del material	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración	0
7	F90988	CARGA PARA GRAPADORA CORTADORA 70-80mm.-TIPO DE TEJIDO:normal; ALTO DE GRAPA:[3.5-3.5];	REACH MEDICAL, S.L.	FLC8038L	-		-		-		-		No cumple PPT, se propone para su exclusión: Las grapas ofertadas tienen un alto de grapa de 3,80mm, el alto de grapa para este lote debe ser de 3,50mm

ANEXO I INFORME DE VALORACIÓN DE CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS													
LOTE	(GC)	DESCRIPCIÓN	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA	CALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS RESULTADOS (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	FACILIDAD DE USO, ERGONOMÍA Y DISEÑO (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	EFICACIA, EFECTIVIDAD Y EFICIENCIA DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	ENVASADO Y ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	TOTAL PUNTUACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA (50 PUNTOS)
7	F90988	CARGA PARA GRAPADORA CORTADORA 70-80mm.-TIPO DE TEJIDO:normal; ALTO DE GRAPA:[3.5-3.5];	EIE MEDICAL, S.L.	WZCTS-P1-80M	-		-		-		-		No cumple PPT, se propone para su exclusión: Las grapas ofertadas tienen un alto de grapa de 3,80mm, el alto de grapa para este lote debe ser de 3,50mm
			CAHNOS, S.L.	WZCTS-P1-80M	-		-		-		-		No cumple PPT, se propone para su exclusión: Las grapas ofertadas tienen un alto de grapa de 3,80mm, el alto de grapa para este lote debe ser de 3,50mm

ANEXO I INFORME DE VALORACIÓN DE CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS													
LOTE	(GC)	DESCRIPCIÓN	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA	CALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS RESULTADOS (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	FACILIDAD DE USO, ERGONOMÍA Y DISEÑO (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	EFICACIA, EFECTIVIDAD Y EFICIENCIA DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	ENVASADO Y ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	TOTAL PUNTUACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA (50 PUNTOS)
8	D44375	CARGA PARA GRAPADORA CORTADORA 70-80mm.-TIPO DE TEJIDO:normal; ALTO DE GRAPA:[3.8-3.8];	MEDTRONIC IBERICA, SA.	GIA8038L	15	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Grapa de sección rectangular de titanio libre de níquel con tecnología de grapado direccional	15	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Avance de cuchilla sin resistencia	10	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Cuenta con evidencia clínica que permite valorar una efectividad y seguridad contrastada con el uso del material	10	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Envase unitario resistente, etiquetado que permite mantener la calidad de uso seguro del producto	50
			JOHNSON & JOHNSON, S.A	TCR75	15	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Grapa de aleación de titanio de cierre regular y simétrico	15	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Avance de cuchilla sin resistencia	10	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Cuenta con evidencia clínica y bibliográfica que permite valorar una efectividad y seguridad contrastada con el uso del material	10	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Envase unitario resistente, etiquetado que permite mantener la calidad de uso seguro del producto	50

ANEXO I INFORME DE VALORACIÓN DE CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS													
LOTE	(GC)	DESCRIPCIÓN	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA	CALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS RESULTADOS (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	FACILIDAD DE USO, ERGONOMÍA Y DISEÑO (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	EFICACIA, EFECTIVIDAD Y EFICIENCIA DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	ENVASADO Y ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	TOTAL PUNTUACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA (50 PUNTOS)
8	D44375	CARGA PARA GRAPADORA CORTADORA 70-80mm.-TIPO DE TEJIDO:normal; ALTO DE GRAPA:[3.8-3.8];	PRIM, S.A.	SADB-80N	7,5	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: Grapas de sección rectangular y cierre en forma de B	7,5	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: Correcto avance de cuchilla	10	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Cuenta con evidencia clínica que permite valorar una efectividad y seguridad contrastada con el uso del material	10	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Envase unitario resistente, etiquetado que permite mantener la calidad de uso seguro del producto	35
			B.BRAUN SURGICAL, S.A	LCC8038	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: No presenta ventajas relacionadas con la línea de corte y grapado o el cierre final de la grapa	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: No presenta ventajas relacionadas con la facilidad de uso, ergonomía y diseño	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: No existen evidencias clínicas/bibliográficas que permitan valorar la seguridad clínicamente contrastada con el uso del material	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración	0

ANEXO I INFORME DE VALORACIÓN DE CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS													
LOTE	(GC)	DESCRIPCIÓN	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA	CALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS RESULTADOS (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	FACILIDAD DE USO, ERGONOMÍA Y DISEÑO (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	EFICACIA, EFECTIVIDAD Y EFICIENCIA DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	ENVASADO Y ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	TOTAL PUNTUACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA (50 PUNTOS)
8	D44375	CARGA PARA GRAPADORA CORTADORA 70-80mm.-TIPO DE TEJIDO:normal; ALTO DE GRAPA:[3.8-3.8];	NEOMEDIC INTERNATIONAL	YQGZ-75L	-		-		-		-		No cumple PPT, se propone para su exclusión: Las grapas ofertadas tienen un alto de grapa de 3,85mm, el alto de grapa para este lote debe ser de 3,80mm, e incorpora 6 líneas de grapas
			PROHOSA,S.A	PS9LCR80B	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: No presenta ventajas relacionadas con la línea de corte y grapado o el cierre final de la grapa	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: No presenta ventajas relacionadas con la facilidad de uso, ergonomía y diseño	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: No existen evidencias clínicas/bibliográficas que permitan valorar la seguridad clínicamente contrastada con el uso del material	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración	0

ANEXO I INFORME DE VALORACIÓN DE CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS													
LOTE	(GC)	DESCRIPCIÓN	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA	CALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS RESULTADOS (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	FACILIDAD DE USO, ERGONOMÍA Y DISEÑO (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	EFICACIA, EFECTIVIDAD Y EFICIENCIA DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	ENVASADO Y ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	TOTAL PUNTUACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA (50 PUNTOS)
8	D44375	CARGA PARA GRAPADORA CORTADORA 70-80mm.-TIPO DE TEJIDO:normal; ALTO DE GRAPA:[3.8-3.8];	REACH MEDICAL, S.L.	FLC8038L	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: No presenta ventajas relacionadas con la línea de corte y grapado o el cierre final de la grapa	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: No presenta ventajas relacionadas con la facilidad de uso, ergonomía y diseño	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: No existen evidencias clínicas/bibliográficas que permitan valorar la seguridad clínicamente contrastada con el uso del material	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración	0
			AMEVISA, S.A	MLCR80-3.8	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: No presenta ventajas relacionadas con la línea de corte y grapado o el cierre final de la grapa	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: No presenta ventajas relacionadas con la facilidad de uso, ergonomía y diseño	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: No existen evidencias clínicas/bibliográficas que permitan valorar la seguridad clínicamente contrastada con el uso del material	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración	0

ANEXO I INFORME DE VALORACIÓN DE CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS													
LOTE	(GC)	DESCRIPCIÓN	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA	CALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS RESULTADOS (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	FACILIDAD DE USO, ERGONOMÍA Y DISEÑO (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	EFICACIA, EFECTIVIDAD Y EFICIENCIA DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	ENVASADO Y ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	TOTAL PUNTUACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA (50 PUNTOS)
8	D44375	CARGA PARA GRAPADORA CORTADORA 70-80mm.-TIPO DE TEJIDO:normal; ALTO DE GRAPA:[3.8-3.8];	IBERIAN CARE 2016 , S.L.	QZS-80-C	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: No presenta ventajas relacionadas con la línea de corte y grapado o el cierre final de la grapa	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: No presenta ventajas relacionadas con la facilidad de uso, ergonomía y diseño	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: No existen evidencias clínicas/bibliográficas que permitan valorar la seguridad clínicamente contrastada con el uso del material	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración	0
			EIE MEDICAL, S.L.	WZCTS-P1-80H	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: No presenta ventajas relacionadas con la línea de corte y grapado o el cierre final de la grapa	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: No presenta ventajas relacionadas con la facilidad de uso, ergonomía y diseño	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: No existen evidencias clínicas/bibliográficas que permitan valorar la seguridad clínicamente contrastada con el uso del material	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración	0

ANEXO I INFORME DE VALORACIÓN DE CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS													
LOTE	(GC)	DESCRIPCIÓN	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA	CALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS RESULTADOS (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	FACILIDAD DE USO, ERGONOMÍA Y DISEÑO (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	EFICACIA, EFECTIVIDAD Y EFICIENCIA DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	ENVASADO Y ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	TOTAL PUNTUACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA (50 PUNTOS)
8	D44375	CARGA PARA GRAPADORA CORTADORA 70-80mm.-TIPO DE TEJIDO:normal; ALTO DE GRAPA:[3.8-3.8];	CAHNOS, S.L.	WZCTS-P1-80H	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: No presenta ventajas relacionadas con la línea de corte y grapado o el cierre final de la grapa	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: No presenta ventajas relacionadas con la facilidad de uso, ergonomía y diseño	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: No existen evidencias clínicas/bibliográficas que permitan valorar la seguridad clínicamente contrastada con el uso del material	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración	0
9	E85893	SONDA TRANSORAL P/ GRAPADORA CIRCULAR- Diámetro:[25-25];	MEDTRONIC IBERICA, SA.	EEAORVIL25A	15	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Perfecta ensamblación de la sonda al yunque de la grapadora, incorpora además una segunda sutura de poliéster en el yunque, como medida de seguridad para recuperar el dispositivo si fuese necesario	15	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Correcta sujeción de los hilos de sutura a la sonda que facilita el manejo de la misma. La segunda sutura viene cargada en un carrete que evita que la sutura se enrede o anude	10	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Cuenta con evidencia clínica que permite valorar una efectividad y seguridad contrastada con el uso del material	10	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Envase unitario resistente, etiquetado que permite mantener la calidad de uso seguro del producto	50

ANEXO I INFORME DE VALORACIÓN DE CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS													
LOTE	(GC)	DESCRIPCIÓN	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA	CALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS RESULTADOS (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	FACILIDAD DE USO, ERGONOMÍA Y DISEÑO (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	EFICACIA, EFECTIVIDAD Y EFICIENCIA DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	ENVASADO Y ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	TOTAL PUNTUACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA (50 PUNTOS)
10	B39831	GRAPADORA CORTADORA CURVA- Diámetro:(0-1);Tipo de tejido:grueso (alto grapa abierta 4-5); Longitud grapadora:[30-60];Longitud de grapado:(30-60];	JOHNSON & JOHNSON, S.A	CS40G	15	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Incorpora un sistema de seguridad que impide el cierre el instrumento cuando existe una carga usada o en ausencia de la misma. Precisión de corte y grapado	15	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: El dispositivo incorpora un mecanismo que impide el disparo a menos que la palanca de cierre esté bloqueada en la posición cerrada. Además cuenta con un botón retenedor que mantiene el tejido en su sitio. Se puede colocar manualmente o apretando la palanca de cierre	10	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Cuenta con evidencia clínica y bibliográfica que permite valorar una efectividad y seguridad contrastada con el uso del material	10	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Envase unitario resistente, etiquetado que permite mantener la calidad de uso seguro del producto	50
			IBERIAN CARE 2016 , S.L.	HQY-45-D	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: No presenta ventajas relacionadas con la línea de corte y grapado o el cierre final de la grapa	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: No presenta ventajas relacionadas con la facilidad de uso, ergonomía y diseño	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: No existen evidencias clínicas/bibliográficas que permitan valorar la seguridad clínicamente contrastada con el uso del material	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración	0

ANEXO I INFORME DE VALORACIÓN DE CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS													
LOTE	(GC)	DESCRIPCIÓN	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA	CALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS RESULTADOS (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	FACILIDAD DE USO, ERGONOMÍA Y DISEÑO (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	EFICACIA, EFECTIVIDAD Y EFICIENCIA DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	ENVASADO Y ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	TOTAL PUNTUACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA (50 PUNTOS)
11	B38118	GRAPADORA CORTADORA CURVA- Diámetro:(0-1);Tipo de tejido:normal (alto grapa abierta 3-4); Longitud grapadora:[30-60];Longitud de grapado:(30-60];	JOHNSON & JOHNSON, S.A	CS40B	15	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Incorpora un sistema de seguridad que impide el cierre el instrumento cuando existe una carga usada o en ausencia de la misma. Precisión de corte y grapado	15	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: El dispositivo incorpora un mecanismo que impide el disparo a menos que la palanca de cierre esté bloqueada en la posición cerrada. Además cuenta con un botón retenedor que mantiene el tejido en su sitio. Se puede colocar manualmente o apretando la palanca de cierre	10	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Cuenta con evidencia clínica y bibliográfica que permite valorar una efectividad y seguridad contrastada con el uso del material	10	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Envase unitario resistente, etiquetado que permite mantener la calidad de uso seguro del producto	50
12	B41160	CARGA PARA GRAPADORA CORTADORA CURVA-TIPO DE TEJIDO:grueso;	JOHNSON & JOHNSON, S.A	CR40G	15	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Grapa de aleación de titanio de cierre regular y simétrico	15	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Cuenta con un botón retenedor que mantiene el tejido en su sitio	10	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Cuenta con evidencia clínica y bibliográfica que permite valorar una efectividad y seguridad contrastada con el uso del material	10	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Envase unitario resistente, etiquetado que permite mantener la calidad de uso seguro del producto	50

ANEXO I INFORME DE VALORACIÓN DE CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS													
LOTE	(GC)	DESCRIPCIÓN	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA	CALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS RESULTADOS (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	FACILIDAD DE USO, ERGONOMÍA Y DISEÑO (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	EFICACIA, EFECTIVIDAD Y EFICIENCIA DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	ENVASADO Y ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	TOTAL PUNTUACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA (50 PUNTOS)
12	B41160	CARGA PARA GRAPADORA CORTADORA CURVA-TIPO DE TEJIDO:grueso;	IBERIAN CARE 2016 , S.L.	HQZ-45-D	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: No presenta ventajas relacionadas con la línea de corte y grapado o el cierre final de la grapa	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: No presenta ventajas relacionadas con la facilidad de uso, ergonomía y diseño	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: No existen evidencias clínicas/bibliográficas que permitan valorar la seguridad clínicamente contrastada con el uso del material	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración	0
13	F44759	GRAPADORA CIRCULAR CURVA/ TRIPLE LÍNEA DE GRAPAS- Diámetro:[28-28];	MEDTRONIC IBERICA, SA.	TRIEEA28MT	15	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Incorpora una carga escalonada con tres alturas de grapa distinta para disminuir la tensión y aumentar la perfusión en la línea de grapado. Cuenta con cabezal de bajo perfil abatible que facilita la extracción tras su uso	15	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Dispone de un dispositivo visible de apertura y cierre que indica el momento óptimo de disparo	10	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Cuenta con evidencia clínica que permite valorar una efectividad y seguridad contrastada con el uso del material	10	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Envase unitario resistente, etiquetado que permite mantener la calidad de uso seguro del producto	50

ANEXO I INFORME DE VALORACIÓN DE CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS													
LOTE	(GC)	DESCRIPCIÓN	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA	CALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS RESULTADOS (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	FACILIDAD DE USO, ERGONOMÍA Y DISEÑO (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	EFICACIA, EFECTIVIDAD Y EFICIENCIA DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	ENVASADO Y ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	TOTAL PUNTUACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA (50 PUNTOS)
14	F44760	GRAPADORA CIRCULAR CURVA/ TRIPLE LÍNEA DE GRAPAS- Diámetro:[31-31];	MEDTRONIC IBERICA, SA.	TRIEEA31MT	15	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Incorpora una carga escalonada con tres alturas de grapa distinta para disminuir la tensión y aumentar la perfusión en la línea de grapado. Cuenta con cabezal de bajo perfil abatible que facilita la extracción tras su uso	15	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Dispone de un dispositivo visible de apertura y cierre que indica el momento óptimo de disparo	10	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Cuenta con evidencia clínica que permite valorar una efectividad y seguridad contrastada con el uso del material	10	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Envase unitario resistente, etiquetado que permite mantener la calidad de uso seguro del producto	50
			AMEVISA, S.A	MCS-31R3	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: Carga no escalonada, cabezal de alto perfil cuyo grosor puede complicar la extracción tras su uso	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: El cabezal de alto perfil, dificulta su uso	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: No existen evidencias clínicas/bibliográficas que permitan valorar la seguridad clínicamente contrastada con el uso del material	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración	0

ANEXO I INFORME DE VALORACIÓN DE CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS													
LOTE	(GC)	DESCRIPCIÓN	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA	CALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS RESULTADOS (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	FACILIDAD DE USO, ERGONOMÍA Y DISEÑO (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	EFICACIA, EFECTIVIDAD Y EFICIENCIA DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	ENVASADO Y ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	TOTAL PUNTUACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA (50 PUNTOS)
14	F44760	GRAPADORA CIRCULAR CURVA/ TRIPLE LÍNEA DE GRAPAS- Diámetro:[31-31]	MBA SURGICAL EMPOWERMENT	ES-3RCS31	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: Incorpora una carga escalonada con tres alturas de grapa distinta para disminuir la tensión y aumentar la perfusión en la línea de grapado, cuenta con un cabezal de alto perfil, cuyo grosor puede complicar la extracción tras su uso	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: No incorpora avisos sonoros durante su uso. El cabezal de alto perfil, dificulta su uso	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: No existen evidencias clínicas/bibliográficas que permitan valorar la seguridad clínicamente contrastada con el uso del material	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración	0
			IBERIAN CARE 2016 , S.L.	III R0WS-31-D	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: Incorpora una carga con grapas en tres anillos escalonados, cuenta con un cabezal de alto perfil, cuyo grosor puede complicar la extracción tras su uso	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: No incorpora avisos sonoros durante su uso. El cabezal de alto perfil, dificulta su uso	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: No existen evidencias clínicas/bibliográficas que permitan valorar la seguridad clínicamente contrastada con el uso del material	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración	0

ANEXO I INFORME DE VALORACIÓN DE CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS													
LOTE	(GC)	DESCRIPCIÓN	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA	CALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS RESULTADOS (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	FACILIDAD DE USO, ERGONOMÍA Y DISEÑO (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	EFICACIA, EFECTIVIDAD Y EFICIENCIA DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	ENVASADO Y ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	TOTAL PUNTUACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA (50 PUNTOS)
15	F47405	GRAPADORA CIRCULAR CURVA C/ DISPARO MOTORIZADO- Diámetro:[29-29];	JOHNSON & JOHNSON, S.A	CDH29P	15	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Viene ya montada, tiene un sistema manual alternativo al eléctrico. Con un sistema de seguridad que evita el disparo si el yunque no está seguro o está fuera de su rango de disparo	15	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Dispone de control gradual que permite hacer un seguimiento del estado de formación de la grapa. La grapadora permite calibrar la grapa que se va a utilizar	10	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Cuenta con evidencia clínica y bibliográfica que permite valorar una efectividad y seguridad contrastada con el uso del material	10	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Envase unitario resistente, etiquetado que permite mantener la calidad de uso seguro del producto	50
			MBA SURGICAL EMPOWERMENT	ICS29	-		-		-		-		No cumple PPT, se propone para su exclusión: El producto ofertado es un componente del dispositivo, el terminal de la grapadora que se adapta a un mango está identificado con la referencia PHDS01A como un producto independiente

ANEXO I INFORME DE VALORACIÓN DE CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS													
LOTE	(GC)	DESCRIPCIÓN	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA	CALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS RESULTADOS (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	FACILIDAD DE USO, ERGONOMÍA Y DISEÑO (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	EFICACIA, EFECTIVIDAD Y EFICIENCIA DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	ENVASADO Y ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	TOTAL PUNTUACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA (50 PUNTOS)
16	B40170	GRAPADORA CIRCULAR CURVA/ DOBLE LÍNEA DE GRAPAS- Diámetro:[28-28];	MEDTRONIC IBERICA, SA.	EEA2835	15	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Cuenta con cabezal de bajo perfil abatible que facilita la extracción tras su uso. Incorpora un sistema de nivel de compresión del tejido	15	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Mango ergonómico que facilita su funcionamiento, cabezal de bajo perfil abatible para una mejor inserción y extracción	10	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Cuenta con evidencia clínica que permite valorar una efectividad y seguridad contrastada con el uso del material	10	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Envase unitario resistente, etiquetado que permite mantener la calidad de uso seguro del producto	50
			B.BRAUN SURGICAL, S.A	CSC29	-		-		-		-		No cumple PPT, se propone para su exclusión: El diámetro exterior para este lote es de 28mm y el producto ofertado tiene un diámetro de 29mm

ANEXO I INFORME DE VALORACIÓN DE CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS													
LOTE	(GC)	DESCRIPCIÓN	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA	CALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS RESULTADOS (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	FACILIDAD DE USO, ERGONOMÍA Y DISEÑO (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	EFICACIA, EFECTIVIDAD Y EFICIENCIA DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	ENVASADO Y ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	TOTAL PUNTUACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA (50 PUNTOS)
16	B40170	GRAPADORA CIRCULAR CURVA/ DOBLE LÍNEA DE GRAPAS- Diámetro:[28-28];	REACH MEDICAL, S.L.	ACS28D	-		-		-		-		No cumple PPT, se propone para su exclusión: El diámetro exterior para este lote es de 28mm y la referencia ofertada tiene un diámetro de 28.5mm
			EIE MEDICAL, S.L.	WZCS-A-29	-		-		-		-		No cumple PPT, se propone para su exclusión: El diámetro exterior para este lote es de 28mm y la referencia ofertada tiene un diámetro de 29mm

ANEXO I INFORME DE VALORACIÓN DE CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS													
LOTE	(GC)	DESCRIPCIÓN	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA	CALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS RESULTADOS (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	FACILIDAD DE USO, ERGONOMÍA Y DISEÑO (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	EFICACIA, EFECTIVIDAD Y EFICIENCIA DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	ENVASADO Y ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	TOTAL PUNTUACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA (50 PUNTOS)
16	B40170	GRAPADORA CIRCULAR CURVA/ DOBLE LÍNEA DE GRAPAS- Diámetro:[28-28];	CAHNOS, S.L.	WZCS-A-29	-		-		-		-		No cumple PPT, se propone para su exclusión: El diámetro exterior para este lote es de 28mm y la referencia ofertada tiene un diámetro de 29mm
17	B49343	GRAPADORA CIRCULAR CURVA/ DOBLE LÍNEA DE GRAPAS- Diámetro:[29-29];	JOHNSON & JOHNSON, S.A	CDH29B	15	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Cuenta con un sistema que permite controlar la compresión de los tejidos modificando la altura de la grapa cerrada	15	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Diseño ergonómico que facilita tanto la inserción y la extracción como su funcionamiento	10	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Cuenta con evidencia clínica y bibliográfica que permite valorar una efectividad y seguridad contrastada con el uso del material	10	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Envase unitario resistente, etiquetado que permite mantener la calidad de uso seguro del producto	50

ANEXO I INFORME DE VALORACIÓN DE CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS													
LOTE	(GC)	DESCRIPCIÓN	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA	CALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS RESULTADOS (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	FACILIDAD DE USO, ERGONOMÍA Y DISEÑO (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	EFICACIA, EFECTIVIDAD Y EFICIENCIA DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	ENVASADO Y ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	TOTAL PUNTUACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA (50 PUNTOS)
17	B49343	GRAPADORA CIRCULAR CURVA/ DOBLE LÍNEA DE GRAPAS- Diámetro:[29-29];	PRIM, S.A.	FCSME29	7,5	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: Dispone de cabezal basculante que facilita la extracción tras su uso	7,5	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: Presenta un indicador visual que permite confirmar antes de cerrar el dispositivo. El diseño del yunque permite su correcto posicionamiento	10	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Cuenta con evidencia clínica que permite valorar una efectividad y seguridad contrastada con el uso del material	10	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Envase unitario resistente, etiquetado que permite mantener la calidad de uso seguro del producto	35
			B.BRAUN SURGICAL, S.A	CST29	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: El diseño del cabezal puede dificultar la retirada del dispositivo una vez usado, pudiendo quedar enganchada la mucosa interior del intestino	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: El mango no cuenta con sistema de bloqueo manual, sólo automático. El diseño del cabezal dificulta su uso	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: No existen evidencias clínicas/bibliográficas que permitan valorar la seguridad clínicamente contrastada con el uso del material	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración	0

ANEXO I INFORME DE VALORACIÓN DE CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS													
LOTE	(GC)	DESCRIPCIÓN	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA	CALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS RESULTADOS (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	FACILIDAD DE USO, ERGONOMÍA Y DISEÑO (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	EFICACIA, EFECTIVIDAD Y EFICIENCIA DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	ENVASADO Y ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	TOTAL PUNTUACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA (50 PUNTOS)
17	B49343	GRAPADORA CIRCULAR CURVA/ DOBLE LÍNEA DE GRAPAS- Diámetro:[29-29];	NEOMEDIC INTERNATIONAL	YWW-29	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: Dispone de un cabezal de alto perfil cuyo grosor puede complicar la extracción tras su uso	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: Mango antideslizante poco ergonómico. El cabezal de alto perfil, dificulta su uso	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: No existen evidencias clínicas/bibliográficas que permitan valorar la seguridad clínicamente contrastada con el uso del material	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración	0
			PROHOSA,S.A	PS9CSA29S	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: Dispone de un cabezal abatible con un grosor de perfil que puede complicar la extracción tras su uso	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: Mango texturizado poco ergonómico. El cabezal de alto perfil, dificulta su uso	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: No existen evidencias clínicas/bibliográficas que permitan valorar la seguridad clínicamente contrastada con el uso del material	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración	0

ANEXO I INFORME DE VALORACIÓN DE CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS													
LOTE	(GC)	DESCRIPCIÓN	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA	CALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS RESULTADOS (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	FACILIDAD DE USO, ERGONOMÍA Y DISEÑO (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	EFICACIA, EFECTIVIDAD Y EFICIENCIA DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	ENVASADO Y ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	TOTAL PUNTUACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA (50 PUNTOS)
17	B49343	GRAPADORA CIRCULAR CURVA/ DOBLE LÍNEA DE GRAPAS- Diámetro:[29-29];	AMEVISA, S.A	MCS-29	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: Dispone de cabezal de alto perfil cuyo grosor puede complicar la extracción tras su uso	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: El cabezal de alto perfil, dificulta su uso	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: No existen evidencias clínicas/bibliográficas que permitan valorar la seguridad clínicamente contrastada con el uso del material	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración	0
			IBERIAN CARE 2016 , S.L.	DCSA-29	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: Las grapas se encuentran dispuestas en una matriz escalonada en forma de dos anillos concéntricos. El grosor del cabezal puede complicar la extracción tras su uso	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: Mango poco ergonómico. El cabezal de alto perfil, dificulta su uso	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: No existen evidencias clínicas/bibliográficas que permitan valorar la seguridad clínicamente contrastada con el uso del material	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración	0

ANEXO I INFORME DE VALORACIÓN DE CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS													
LOTE	(GC)	DESCRIPCIÓN	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA	CALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS RESULTADOS (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	FACILIDAD DE USO, ERGONOMÍA Y DISEÑO (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	EFICACIA, EFECTIVIDAD Y EFICIENCIA DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	ENVASADO Y ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	TOTAL PUNTUACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA (50 PUNTOS)
17	B49343	GRAPADORA CIRCULAR CURVA/ DOBLE LÍNEA DE GRAPAS- Diámetro:[29-29];	EIE MEDICAL, S.L.	WZCS-A-29	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: El diseño del cabezal de alto perfil puede complicar la extracción tras su uso	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: Mango poco ergonómico. El cabezal de alto perfil, dificulta su uso	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: No existen evidencias clínicas/bibliográficas que permitan valorar la seguridad clínicamente contrastada con el uso del material	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración	0
			CAHNOS, S.L.	WZCS-A-29	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: El diseño del cabezal de alto perfil puede complicar la extracción tras su uso	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: Mango poco ergonómico. El cabezal de alto perfil, dificulta su uso	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: No existen evidencias clínicas/bibliográficas que permitan valorar la seguridad clínicamente contrastada con el uso del material	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración	0

ANEXO I INFORME DE VALORACIÓN DE CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS													
LOTE	(GC)	DESCRIPCIÓN	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA	CALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS RESULTADOS (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	FACILIDAD DE USO, ERGONOMÍA Y DISEÑO (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	EFICACIA, EFECTIVIDAD Y EFICIENCIA DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	ENVASADO Y ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	TOTAL PUNTUACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA (50 PUNTOS)
18	B41156	GRAPADORA CIRCULAR CURVA/ DOBLE LÍNEA DE GRAPAS- Diámetro:[31-31];	MEDTRONIC IBERICA, SA.	EEA31	15	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Cuenta con cabezal de bajo perfil abatible que facilita la extracción tras su uso. Incorpora un sistema de nivel de compresión del tejido	15	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Mango ergonómico que facilita su funcionamiento, cabezal de bajo perfil abatible para una mejor inserción y la extracción	10	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Cuenta con evidencia clínica que permite valorar una efectividad y seguridad contrastada con el uso del material	10	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Envase unitario resistente, etiquetado que permite mantener la calidad de uso seguro del producto	50
			B.BRAUN SURGICAL, S.A	CST33	-		-		-		-		No cumple PPT, se propone para su exclusión: El diámetro exterior para este lote es de 31mm y la referencia ofertada tiene un diámetro de 33mm

ANEXO I INFORME DE VALORACIÓN DE CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS													
LOTE	(GC)	DESCRIPCIÓN	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA	CALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS RESULTADOS (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	FACILIDAD DE USO, ERGONOMÍA Y DISEÑO (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	EFICACIA, EFECTIVIDAD Y EFICIENCIA DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	ENVASADO Y ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	TOTAL PUNTUACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA (50 PUNTOS)
18	B41156	GRAPADORA CIRCULAR CURVA/ DOBLE LÍNEA DE GRAPAS- Diámetro:[31-31];	NEOMEDIC INTERNATIONAL	YWW-32	-		-		-		-		No cumple PPT, se propone para su exclusión: El diámetro exterior para este lote es de 31mm y la referencia ofertada tiene un diámetro de 32mm
			REACH MEDICAL, S.L.	ACS31D	-		-		-		-		No cumple PPT, se propone para su exclusión: El diámetro exterior para este lote es de 31mm y la referencia ofertada tiene un diámetro de 31.5mm

ANEXO I INFORME DE VALORACIÓN DE CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS													
LOTE	(GC)	DESCRIPCIÓN	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA	CALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS RESULTADOS (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	FACILIDAD DE USO, ERGONOMÍA Y DISEÑO (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	EFICACIA, EFECTIVIDAD Y EFICIENCIA DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	ENVASADO Y ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	TOTAL PUNTUACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA (50 PUNTOS)
18	B41156	GRAPADORA CIRCULAR CURVA/ DOBLE LÍNEA DE GRAPAS- Diámetro:[31-31];	IBERIAN CARE 2016 , S.L.	DCSA-31	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: Las grapas se encuentran dispuestas en una matriz escalonada en forma de dos anillos concéntricos. El grosor del cabezal puede complicar la extracción tras su uso	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: Mango poco ergonómico. El grosor del cabezal dificulta su uso	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: No existen evidencias clínicas/bibliográficas que permitan valorar la seguridad clínicamente contrastada con el uso del material	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración	0
			EIE MEDICAL, S.L.	WZCS-A-32	-		-		-		-		No cumple PPT, se propone para su exclusión: El diámetro exterior para este lote es de 31mm y la referencia ofertada tiene un diámetro de 32.5mm

ANEXO I INFORME DE VALORACIÓN DE CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS													
LOTE	(GC)	DESCRIPCIÓN	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA	CALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS RESULTADOS (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	FACILIDAD DE USO, ERGONOMÍA Y DISEÑO (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	EFICACIA, EFECTIVIDAD Y EFICIENCIA DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	ENVASADO Y ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	TOTAL PUNTUACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA (50 PUNTOS)
18	B41156	GRAPADORA CIRCULAR CURVA/ DOBLE LÍNEA DE GRAPAS- Diámetro:[31-31];	CAHNOS, S.L.	WZCS-A-32	-		-		-		-		No cumple PPT, se propone para su exclusión: El diámetro exterior para este lote es de 31mm y la referencia ofertada tiene un diámetro de 32.5mm
19	B41153	GRAPADORA CIRCULAR CURVA/ DOBLE LÍNEA DE GRAPAS- Diámetro:[25-25];	MEDTRONIC IBERICA, SA.	EEA25	15	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Cuenta con cabezal de bajo perfil abatible que facilita la extracción tras su uso. Incorpora un sistema de nivel de compresión del tejido	15	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Mango ergonómico que facilita su funcionamiento, cabezal de bajo perfil abatible para una mejor inserción y la extracción	10	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Cuenta con evidencia clínica que permite valorar una efectividad y seguridad contrastada con el uso del material	10	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Envase unitario resistente, etiquetado que permite mantener la calidad de uso seguro del producto	50

ANEXO I INFORME DE VALORACIÓN DE CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS													
LOTE	(GC)	DESCRIPCIÓN	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA	CALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS RESULTADOS (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	FACILIDAD DE USO, ERGONOMÍA Y DISEÑO (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	EFICACIA, EFECTIVIDAD Y EFICIENCIA DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	ENVASADO Y ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	TOTAL PUNTUACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA (50 PUNTOS)
19	B41153	GRAPADORA CIRCULAR CURVA/ DOBLE LÍNEA DE GRAPAS- Diámetro:[25-25];	JOHNSON & JOHNSON, S.A	CDH25B	15	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Permite controlar la compresión de los tejidos modificando la altura de la grapa cerrada	15	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Diseño ergonómico que facilita tanto la inserción y la extracción como su funcionamiento	10	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Cuenta con evidencia clínica y bibliográfica que permite valorar una efectividad y seguridad contrastada con el uso del material	10	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Envase unitario resistente, etiquetado que permite mantener la calidad de uso seguro del producto	50
			B.BRAUN SURGICAL, S.A	CST25	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: El diseño del cabezal puede dificultar la retirada del dispositivo una vez usado, pudiendo quedar enganchada la mucosa interior del intestino	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: El mango no cuenta con sistema de bloqueo manual, sólo automático. El diseño del cabezal dificulta su uso	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: No existen evidencias clínicas/bibliográficas que permitan valorar la seguridad clínicamente contrastada con el uso del material	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración	0

ANEXO I INFORME DE VALORACIÓN DE CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS													
LOTE	(GC)	DESCRIPCIÓN	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA	CALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS RESULTADOS (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	FACILIDAD DE USO, ERGONOMÍA Y DISEÑO (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	EFICACIA, EFECTIVIDAD Y EFICIENCIA DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	ENVASADO Y ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	TOTAL PUNTUACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA (50 PUNTOS)
19	B41153	GRAPADORA CIRCULAR CURVA/ DOBLE LÍNEA DE GRAPAS- Diámetro:[25-25];	NEOMEDIC INTERNATIONAL	YWW-26	-		-		-		-		No cumple PPT, se propone para su exclusión: El diámetro exterior para este lote es de 25mm y la referencia ofertada tiene un diámetro de 26mm
			REACH MEDICAL, S.L.	ACS25D	-		-		-		-		No cumple PPT, se propone para su exclusión: El diámetro exterior para este lote es de 25mm y la referencia ofertada tiene un diámetro de 25.5mm

ANEXO I INFORME DE VALORACIÓN DE CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS													
LOTE	(GC)	DESCRIPCIÓN	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA	CALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS RESULTADOS (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	FACILIDAD DE USO, ERGONOMÍA Y DISEÑO (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	EFICACIA, EFECTIVIDAD Y EFICIENCIA DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	ENVASADO Y ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	TOTAL PUNTUACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA (50 PUNTOS)
19	B41153	GRAPADORA CIRCULAR CURVA/ DOBLE LÍNEA DE GRAPAS- Diámetro:[25-25];	AMEVISA, S.A	MCS-25	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: Dispone de cabezal de alto perfil cuyo grosor puede complicar la extracción tras su uso	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: El cabezal de alto perfil, dificulta su uso	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: No existen evidencias clínicas/bibliográficas que permitan valorar la seguridad clínicamente contrastada con el uso del material	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración	0
			IBERIAN CARE 2016 , S.L.	DCSA-25	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: Las grapas se encuentran dispuestas en una matriz escalonada en forma de dos anillos concéntricos. El grosor del cabezal puede complicar la extracción tras su uso	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: Mango poco ergonómico. El grosor del cabezal dificulta su uso	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: No existen evidencias clínicas/bibliográficas que permitan valorar la seguridad clínicamente contrastada con el uso del material	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración	0

ANEXO I INFORME DE VALORACIÓN DE CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS													
LOTE	(GC)	DESCRIPCIÓN	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA	CALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS RESULTADOS (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	FACILIDAD DE USO, ERGONOMÍA Y DISEÑO (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	EFICACIA, EFECTIVIDAD Y EFICIENCIA DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	ENVASADO Y ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	TOTAL PUNTUACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA (50 PUNTOS)
19	B41153	GRAPADORA CIRCULAR CURVA/ DOBLE LÍNEA DE GRAPAS- Diámetro:[25-25];	EIE MEDICAL, S.L.	WZCS-A-26	-		-		-		-		No cumple PPT, se propone para su exclusión: El diámetro exterior para este lote es de 25mm y la referencia ofertada tiene un diámetro de 26mm
			CAHNOS, S.L.	WZCS-A-26	-		-		-		-		No cumple PPT, se propone para su exclusión: El diámetro exterior para este lote es de 25mm y la referencia ofertada tiene un diámetro de 26mm

ANEXO I INFORME DE VALORACIÓN DE CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS													
LOTE	(GC)	DESCRIPCIÓN	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA	CALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS RESULTADOS (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	FACILIDAD DE USO, ERGONOMÍA Y DISEÑO (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	EFICACIA, EFECTIVIDAD Y EFICIENCIA DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	ENVASADO Y ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	TOTAL PUNTUACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA (50 PUNTOS)
20	F91583	JARETADOR / grande-65mm	MEDTRONIC IBERICA, SA.	020242	15	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: El pase de la sutura irreabsorbible de poliéster trenzado 2/0 USP a través del tejido asegura la correcta y segura formación de la bolsa de tabaco	15	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: El instrumento presenta una correcta ergonomía para su uso, dando facilidad en la utilización del mismo. Sistema de cierre flexible	10	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Cuenta con evidencia clínica que permite valorar una efectividad y seguridad contrastada con el uso del material	10	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Envase unitario resistente, etiquetado que permite mantener la calidad de uso seguro del producto	50
			B.BRAUN SURGICAL, S.A	APS65	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: Dispositivo endeble que no aporta seguridad al uso. Sutura de nylon 2/0 USP	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: La percepción de la ergonomía del instrumento no es la adecuada	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: No existen evidencias clínicas/bibliográficas que permitan valorar la seguridad clínicamente contrastada con el uso del material	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración	0

ANEXO I INFORME DE VALORACIÓN DE CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS													
LOTE	(GC)	DESCRIPCIÓN	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA	CALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS RESULTADOS (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	FACILIDAD DE USO, ERGONOMÍA Y DISEÑO (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	EFICACIA, EFECTIVIDAD Y EFICIENCIA DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	ENVASADO Y ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	TOTAL PUNTUACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA (50 PUNTOS)
20	F91583	JARETADOR / grande-65mm	IBERIAN CARE 2016 , S.L.	AKYHB-65	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: El hilo de nylon es transparente, lo que complica el trabajo en su uso en el campo operatorio	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: La percepción de la ergonomía del instrumento no es la adecuada	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: No existen evidencias clínicas/bibliográficas que permitan valorar la seguridad clínicamente contrastada con el uso del material	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración	0
21	F91584	JARETADOR / pequeño-45mm	MEDTRONIC IBERICA, SA.	020730	15	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: El pase de la sutura irreabsorbible de poliéster trenzado 2/0 USP a través del tejido asegura la correcta y segura formación de la bolsa de tabaco	15	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: El instrumento presenta una correcta ergonomía para su uso, dando facilidad en la utilización del mismo. Sistema de cierre flexible	10	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Cuenta con evidencia clínica que permite valorar una efectividad y seguridad contrastada con el uso del material	10	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Envase unitario resistente, etiquetado que permite mantener la calidad de uso seguro del producto	50

ANEXO I INFORME DE VALORACIÓN DE CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS													
LOTE	(GC)	DESCRIPCIÓN	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA	CALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS RESULTADOS (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	FACILIDAD DE USO, ERGONOMÍA Y DISEÑO (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	EFICACIA, EFECTIVIDAD Y EFICIENCIA DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	ENVASADO Y ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	TOTAL PUNTUACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA (50 PUNTOS)
21	F91584	JARETADOR / pequeño-45mm	B.BRAUN SURGICAL, S.A	APS45	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: Dispositivo endeble que no aporta seguridad al uso. Sutura de nylon 2/0 USP	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: La percepción de la ergonomía del instrumento no es la adecuada	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: No existen evidencias clínicas/bibliográficas que permitan valorar la seguridad clínicamente contrastada con el uso del material	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración	0
			IBERIAN CARE 2016, S.L.	AKYHB-45	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: El hilo de nylon es transparente, lo que complica el trabajo en su uso en el campo operatorio	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: La percepción de la ergonomía del instrumento no es la adecuada	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: No existen evidencias clínicas/bibliográficas que permitan valorar la seguridad clínicamente contrastada con el uso del material	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración	0

ANEXO I INFORME DE VALORACIÓN DE CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS													
LOTE	(GC)	DESCRIPCIÓN	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA	CALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS RESULTADOS (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	FACILIDAD DE USO, ERGONOMÍA Y DISEÑO (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	EFICACIA, EFECTIVIDAD Y EFICIENCIA DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	ENVASADO Y ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	TOTAL PUNTUACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA (50 PUNTOS)
22	C43920	APLICADOR AUTOMATICO DE CLIPS-Nº de clip:[20-20];Longitud aplicador:[23-25];Talla: Pequeño;	JOHNSON & JOHNSON, S.A	MCS20	15	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Se consigue con el aplicador una ligadura rápida y eficaz	15	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Muy ergonómico, fácil de manejar	10	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Cuenta con evidencia clínica y bibliográfica que permite valorar una efectividad y seguridad contrastada con el uso del material	10	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Envase unitario resistente, etiquetado que permite mantener la calidad de uso seguro del producto	50
23	C28828	APLICADOR AUTOMATICO DE CLIPS-Nº de clip:[20-20];Longitud aplicador:[22-23];Talla:Pequeño;	MEDTRONIC IBERICA, SA.	133650	15	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Aplicador sólido y seguro en su uso, con precisión en el cierre	15	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Mango muy ergonómico, consiguiendo precisión en el uso del mismo. El aplicador avanza el siguiente clip automáticamente para aplicaciones sucesivas. El recuento de clips se puede ver en la tapa transparente situada en la parte inferior del eje, un indicador amarillo va avanzando a medida que se dispensan los clips, permitiendo controlar el último clip	10	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Cuenta con evidencia clínica que permite valorar una efectividad y seguridad contrastada con el uso del material	10	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Envase unitario resistente, etiquetado que permite mantener la calidad de uso seguro del producto	50

ANEXO I INFORME DE VALORACIÓN DE CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS													
LOTE	(GC)	DESCRIPCIÓN	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA	CALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS RESULTADOS (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	FACILIDAD DE USO, ERGONOMÍA Y DISEÑO (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	EFICACIA, EFECTIVIDAD Y EFICIENCIA DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	ENVASADO Y ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	TOTAL PUNTUACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA (50 PUNTOS)
24	C28851	APLICADOR AUTOMÁTICO DE CLIPS-Nº de clip:[30-30];Longitud aplicador:[27-30];Talla:Mediano;	MEDTRONIC IBERICA, SA.	134053	15	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Aplicador sólido y seguro en su uso, con precisión en el cierre	15	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Mango muy ergonómico, consiguiendo precisión en el uso del mismo. El aplicador avanza el siguiente clip automáticamente para aplicaciones sucesivas. El recuento de clips se puede ver en la tapa transparente situada en la parte inferior del eje, un indicador amarillo va avanzando a medida que se dispensan los clips, permitiendo controlar el último clip	10	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Cuenta con evidencia clínica que permite valorar una efectividad y seguridad contrastada con el uso del material	10	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Envase unitario resistente, etiquetado que permite mantener la calidad de uso seguro del producto	50
			JOHNSON & JOHNSON, S.A	MCM30	15	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Se consigue con el aplicador una ligadura rápida y eficaz	15	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Muy ergonómico, fácil de manejar	10	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Cuenta con evidencia clínica y bibliográfica que permite valorar una efectividad y seguridad contrastada con el uso del material	10	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Envase unitario resistente, etiquetado que permite mantener la calidad de uso seguro del producto	50

ANEXO I INFORME DE VALORACIÓN DE CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS													
LOTE	(GC)	DESCRIPCIÓN	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA	CALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS RESULTADOS (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	FACILIDAD DE USO, ERGONOMÍA Y DISEÑO (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	EFICACIA, EFECTIVIDAD Y EFICIENCIA DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	ENVASADO Y ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	TOTAL PUNTUACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA (50 PUNTOS)
25	C31630	APLICADOR AUTOMATICO DE CLIPS-Nº de clip:[20-20];Longitud aplicador:[27-30];Talla:Intermedio;	MEDTRONIC IBERICA, SA.	134051	-		-		-		-		No cumple PPT, se propone para su exclusión: La longitud del aplicador ofertado es de 24,77cm, no estando dentro de las medidas solicitadas para este lote, debiendo encontrarse entre Longitud aplicador:[27-30];
			JOHNSON & JOHNSON, S.A	MCM20	15	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Se consigue con el aplicador una ligadura rápida y eficaz	15	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Muy ergonómico, fácil de manejar	10	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Cuenta con evidencia clínica y bibliográfica que permite valorar una efectividad y seguridad contrastada con el uso del material	10	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Envase unitario resistente, etiquetado que permite mantener la calidad de uso seguro del producto	50

ANEXO I INFORME DE VALORACIÓN DE CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS													
LOTE	(GC)	DESCRIPCIÓN	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA	CALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS RESULTADOS (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	FACILIDAD DE USO, ERGONOMÍA Y DISEÑO (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	EFICACIA, EFECTIVIDAD Y EFICIENCIA DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	ENVASADO Y ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	TOTAL PUNTUACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA (50 PUNTOS)
25	C31630	APLICADOR AUTOMATICO DE CLIPS-Nº de clip:[20-20];Longitud aplicador:[27-30];Talla:Intermedio;	PROHOSA,S.A	CA168	-		-		-		-		No cumple PPT, se propone para su exclusión: Está indicado para cirugía endoscópica
			IBERIAN CARE 2016 , S.L.	LF10-ML20	-		-		-		-		No cumple PPT, se propone para su exclusión: Indicado para cirugía de laparoscopia, toracoscopia o endoscopia
26	C28567	APLICADOR AUTOMATICO DE CLIPS-Nº de clip:[20-20];Longitud aplicador:[33-35];Talla:Grande;	JOHNSON & JOHNSON, S.A	MCL20	15	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Se consigue con el aplicador una ligadura rápida y eficaz	15	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Muy ergonómico, fácil de manejar	10	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Cuenta con evidencia clínica y bibliográfica que permite valorar una efectividad y seguridad contrastada con el uso del material	10	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Envase unitario resistente, etiquetado que permite mantener la calidad de uso seguro del producto	50

ANEXO I INFORME DE VALORACIÓN DE CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS													
LOTE	(GC)	DESCRIPCIÓN	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA	CALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS RESULTADOS (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	FACILIDAD DE USO, ERGONOMÍA Y DISEÑO (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	EFICACIA, EFECTIVIDAD Y EFICIENCIA DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	ENVASADO Y ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	TOTAL PUNTUACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA (50 PUNTOS)
27	C28333	APLICADOR AUTOMATICO DE CLIPS-Nº de clip:[15-15];Longitud aplicador:[33-35];Talla:Grande;	MEDTRONIC IBERICA, SA.	134048	15	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Aplicador sólido y seguro en su uso, con precisión en el cierre	15	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Mango muy ergonómico, consiguiendo precisión en el uso del mismo. El aplicador avanza el siguiente clip automáticamente para aplicaciones sucesivas. El recuento de clips se puede ver en la tapa transparente situada en la parte inferior del eje, un indicador amarillo va avanzando a medida que se dispensan los clips, permitiendo controlar el último clip	10	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Cuenta con evidencia clínica que permite valorar una efectividad y seguridad contrastada con el uso del material	10	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Envase unitario resistente, etiquetado que permite mantener la calidad de uso seguro del producto	50
			PROHOSA,S.A	CA166	-		-		-		-		No cumple PPT, se propone para su exclusión: Está indicado para cirugía endoscópica

ANEXO I INFORME DE VALORACIÓN DE CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS													
LOTE	(GC)	DESCRIPCIÓN	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA	CALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS RESULTADOS (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	FACILIDAD DE USO, ERGONOMÍA Y DISEÑO (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	EFICACIA, EFECTIVIDAD Y EFICIENCIA DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	ENVASADO Y ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	TOTAL PUNTUACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA (50 PUNTOS)
28	F33608	CLIP HEMOSTATICO MANUAL IRREABSORBIBLE-Nº de clip:[6-6];Longitud aplicador:[27-30]; Talla:Grande;Reforzamiento:NO ;	DGM VASCULAR, S.L.	0301-03XL	15	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Clips sólidos y seguros. Composición del polímero de alto nivel de biocompatibilidad	15	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Sencillez en el uso del aplicador y facilidad en la implantación del clip. Cartuchos codificados por colores para una fácil identificación, incorpora un soporte adhesivo	10	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Cuenta con evidencia clínica que permite valorar una efectividad y seguridad contrastada con el uso del material	10	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Envase unitario resistente, etiquetado que permite mantener la calidad de uso seguro del producto	50
			B.BRAUN SURGICAL, S.A	PL468SU	-		-		-		-		No cumple PPT, se propone para su exclusión: La composición del material según el PPT debe ser clips de polímero, la composición del clip ofertado es de titanio

ANEXO I INFORME DE VALORACIÓN DE CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS													
LOTE	(GC)	DESCRIPCIÓN	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA	CALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS RESULTADOS (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	FACILIDAD DE USO, ERGONOMÍA Y DISEÑO (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	EFICACIA, EFECTIVIDAD Y EFICIENCIA DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	ENVASADO Y ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	TOTAL PUNTUACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA (50 PUNTOS)
28	F33608	CLIP HEMOSTATICO MANUAL IRREABSORBIBLE-Nº de clip:[6-6];Longitud aplicador:[27-30]; Talla:Grande;Reforzamiento:NO ;	NEOMEDIC INTERNATIONAL	101Y.621	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: No presenta ventajas relacionadas con la calidad y seguridad en los resultados	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: Cartuchos codificados por colores para una fácil identificación	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: No existen evidencias clínicas/bibliográficas que permitan valorar la seguridad clínicamente contrastada con el uso del material	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración	0
			AMEVISA, S.A	AXLY6	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: No presenta ventajas relacionadas con la calidad y seguridad en los resultados	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: Cartuchos codificados por colores para una fácil identificación	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: No existen evidencias clínicas/bibliográficas que permitan valorar la seguridad clínicamente contrastada con el uso del material	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración	0

ANEXO I INFORME DE VALORACIÓN DE CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS													
LOTE	(GC)	DESCRIPCIÓN	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA	CALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS RESULTADOS (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	FACILIDAD DE USO, ERGONOMÍA Y DISEÑO (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	EFICACIA, EFECTIVIDAD Y EFICIENCIA DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	ENVASADO Y ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	TOTAL PUNTUACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA (50 PUNTOS)
28	F33608	CLIP HEMOSTATICO MANUAL IRREABSORBIBLE-Nº de clip:[6-6];Longitud aplicador:[27-30]; Talla:Grande;Reforzamiento:NO ;	MBA SURGICAL EMPOWERMENT	ES-CCA04	-		-		-		-		No cumple PPT, se propone para su exclusión: La composición del material según el PPT debe ser clips de polímero, la composición del clip ofertado es de titanio
			DEXTROMEDICA, S.L.	FCC150000RN	15	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Clips sólidos y seguros	15	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Sencillez en el uso del aplicador. Cartuchos codificados por colores para una fácil identificación	10	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Cuenta con evidencia clínica que permite valorar una efectividad y seguridad contrastada con el uso del material	10	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Envase unitario resistente, etiquetado que permite mantener la calidad de uso seguro del producto	50

ANEXO I INFORME DE VALORACIÓN DE CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS													
LOTE	(GC)	DESCRIPCIÓN	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA	CALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS RESULTADOS (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	FACILIDAD DE USO, ERGONOMÍA Y DISEÑO (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	EFICACIA, EFECTIVIDAD Y EFICIENCIA DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	ENVASADO Y ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	TOTAL PUNTUACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA (50 PUNTOS)
29	F33609	CLIP HEMOSTATICO MANUAL IRREABSORBIBLE E-Nº de clip:[6-6];Longitud aplicador:[27-30]; Talla:Intermedio;Reforzamiento:NO;	DGM VASCULAR, S.L.	0301-03L	15	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Composición del polímero de alto nivel de biocompatibilidad	15	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Sencillez en el uso del aplicador y facilidad en la implantación del clip. Cartuchos codificados por colores para una fácil identificación, incorpora un soporte adhesivo	10	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Cuenta con evidencia clínica que permite valorar una efectividad y seguridad contrastada con el uso del material	10	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Envase unitario resistente, etiquetado que permite mantener la calidad de uso seguro del producto	50
			B.BRAUN SURGICAL, S.A	PL462SU	-		-		-		-		No cumple PPT, se propone para su exclusión: La composición del material según el PPT debe ser clips de polímero, la composición del clip ofertado es de titanio

ANEXO I INFORME DE VALORACIÓN DE CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS													
LOTE	(GC)	DESCRIPCIÓN	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA	CALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS RESULTADOS (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	FACILIDAD DE USO, ERGONOMÍA Y DISEÑO (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	EFICACIA, EFECTIVIDAD Y EFICIENCIA DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	ENVASADO Y ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	TOTAL PUNTUACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA (50 PUNTOS)
29	F33609	CLIP HEMOSTATICO MANUAL IRREABSORBIBLE-Nº de clip:[6-6];Longitud aplicador:[27-30]; Talla:Intermedio;Reforzamiento:NO;	NEOMEDIC INTERNATIONAL	101Y.622	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: No presenta ventajas relacionadas con la calidad y seguridad en los resultados	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: Cartuchos codificados por colores para una fácil identificación	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: No existen evidencias clínicas/bibliográficas que permitan valorar la seguridad clínicamente contrastada con el uso del material	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración	0
			AMEVISA, S.A	ALP6	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: No presenta ventajas relacionadas con la calidad y seguridad en los resultados	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: Cartuchos codificados por colores para una fácil identificación	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: No existen evidencias clínicas/bibliográficas que permitan valorar la seguridad clínicamente contrastada con el uso del material	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración	0

ANEXO I INFORME DE VALORACIÓN DE CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS													
LOTE	(GC)	DESCRIPCIÓN	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA	CALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS RESULTADOS (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	FACILIDAD DE USO, ERGONOMÍA Y DISEÑO (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	EFICACIA, EFECTIVIDAD Y EFICIENCIA DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	ENVASADO Y ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	TOTAL PUNTUACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA (50 PUNTOS)
29	F33609	CLIP HEMOSTATICO MANUAL IRREABSORBIBLE E-Nº de clip:[6-6];Longitud aplicador:[27-30]; Talla:Intermedio;Reforzamiento:NO;	MBA SURGICAL EMPOWERMENT	ES-CCA03	-		-		-		-		No cumple PPT, se propone para su exclusión: La composición del material según el PPT debe ser clips de polímero, la composición del clip ofertado es de titanio
			DEXTROMEDICA, S.L.	FCC140000RN	15	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Clips sólidos y seguros	15	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Sencillez en el uso del aplicador. Cartuchos codificados por colores para una fácil identificación	10	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Cuenta con evidencia clínica que permite valorar una efectividad y seguridad contrastada con el uso del material	10	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Envase unitario resistente, etiquetado que permite mantener la calidad de uso seguro del producto	50

ANEXO I INFORME DE VALORACIÓN DE CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS													
LOTE	(GC)	DESCRIPCIÓN	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA	CALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS RESULTADOS (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	FACILIDAD DE USO, ERGONOMÍA Y DISEÑO (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	EFICACIA, EFECTIVIDAD Y EFICIENCIA DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	ENVASADO Y ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	TOTAL PUNTUACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA (50 PUNTOS)
30	F33610	CLIP HEMOSTATICO MANUAL IRREABSORBIBLE-Nº de clip:[6-6];Longitud aplicador:[27-30]; Talla:Mediano;Reforzamiento:NO;	DGM VASCULAR, S.L.	0301-03ML	15	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Clips sólidos y seguros. Composición del polímero de alto nivel de biocompatibilidad	15	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Sencillez en el uso del aplicador y facilidad en la implantación del clip. Cartuchos codificados por colores para una fácil identificación, incorpora un soporte adhesivo	10	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Cuenta con evidencia clínica que permite valorar una efectividad y seguridad contrastada con el uso del material	10	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Envase unitario resistente, etiquetado que permite mantener la calidad de uso seguro del producto	50
			B.BRAUN SURGICAL, S.A	PL459SU	-		-		-		-		No cumple PPT, se propone para su exclusión: La composición del material según el PPT debe ser clips de polímero, la composición del clip ofertado es de titanio

ANEXO I INFORME DE VALORACIÓN DE CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS													
LOTE	(GC)	DESCRIPCIÓN	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA	CALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS RESULTADOS (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	FACILIDAD DE USO, ERGONOMÍA Y DISEÑO (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	EFICACIA, EFECTIVIDAD Y EFICIENCIA DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	ENVASADO Y ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	TOTAL PUNTUACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA (50 PUNTOS)
30	F33610	CLIP HEMOSTATICO MANUAL IRREABSORBIBLE-Nº de clip:[6-6];Longitud aplicador:[27-30]; Talla:Mediano;Reforzamiento:NO;	NEOMEDIC INTERNATIONAL	101Y.623	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: No presenta ventajas relacionadas con la calidad y seguridad en los resultados	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: Cartuchos codificados por colores para una fácil identificación	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: No existen evidencias clínicas/bibliográficas que permitan valorar la seguridad clínicamente contrastada con el uso del material	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración	0
			AMEVISA, S.A	AMLG6	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: No presenta ventajas relacionadas con la calidad y seguridad en los resultados	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: Cartuchos codificados por colores para una fácil identificación	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: No existen evidencias clínicas/bibliográficas que permitan valorar la seguridad clínicamente contrastada con el uso del material	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración	0
			MBA SURGICAL EMPOWERMENT	ES-CCA02	-		-		-		-		No cumple PPT, se propone para su exclusión: No se han recibido muestras para este lote

ANEXO I INFORME DE VALORACIÓN DE CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS													
LOTE	(GC)	DESCRIPCIÓN	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA	CALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS RESULTADOS (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	FACILIDAD DE USO, ERGONOMÍA Y DISEÑO (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	EFICACIA, EFECTIVIDAD Y EFICIENCIA DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	ENVASADO Y ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	TOTAL PUNTUACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA (50 PUNTOS)
30	F33610	CLIP HEMOSTATICO MANUAL IRREABSORBIBLE-Nº de clip:[6-6];Longitud aplicador:[27-30]; Talla:Mediano;Reforzamiento:NO;	DEXTROMEDICA, S.L.	FCC130000RN	15	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Clips sólidos y seguros	15	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Sencillez en el uso del aplicador. Cartuchos codificados por colores para una fácil identificación	10	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Cuenta con evidencia clínica que permite valorar una efectividad y seguridad contrastada con el uso del material	10	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Envase unitario resistente, etiquetado que permite mantener la calidad de uso seguro del producto	50
31	F38113	CLIP HEMOSTATICO MANUAL IRREABSORBIBLE-Nº de clip:[6-6];Longitud aplicador:[27-30]; Talla:Grande;Reforzamiento:SI;	TELEFLEX MEDICAL, S.A.U.	544240	15	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Clips sólidos de polímero biocompatible. Clasificación Clase III según Directiva Europea 93/42/EEC de Dispositivos Médicos, la cual permite su uso en el sistema circulatorio central y en ramificaciones directas del corazón	15	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Presenta forma de V arqueada, para facilitar el acceso en estructuras anatómicas, vasos y conductos	10	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Cuenta con evidencia clínica que permite valorar una efectividad y seguridad contrastada con el uso del material	10	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Envase unitario resistente, etiquetado que permite mantener la calidad de uso seguro del producto	50

ANEXO I INFORME DE VALORACIÓN DE CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS													
LOTE	(GC)	DESCRIPCIÓN	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA	CALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS RESULTADOS (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	FACILIDAD DE USO, ERGONOMÍA Y DISEÑO (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	EFICACIA, EFECTIVIDAD Y EFICIENCIA DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	ENVASADO Y ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	TOTAL PUNTUACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA (50 PUNTOS)
31	F38113	CLIP HEMOSTATICO MANUAL IRREABSORBIBLE E-Nº de clip:[6-6];Longitud aplicador:[27-30]; Talla:Grande;Reforzamiento:SI;	DGM VASCULAR, S.L.	0301-10XL	7,5	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: Clips sólidos y seguros. Equipada con dientes que proporcionan una mayor estabilización bidireccional del tejido y mayor estabilidad transversal	7,5	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: Sencillez en el uso del aplicador y facilidad en la implantación del clip. Cartuchos codificados por colores para una fácil identificación, incorpora un soporte adhesivo	10	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Cuenta con evidencia clínica que permite valorar una efectividad y seguridad contrastada con el uso del material	10	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Envase unitario resistente, etiquetado que permite mantener la calidad de uso seguro del producto	35
			B.BRAUN SURGICAL, S.A	PL471SU	-		-		-		-		No cumple PPT, se propone para su exclusión: La composición del material según el PPT debe ser clips de polímero, la composición del clip ofertado es de titanio

ANEXO I INFORME DE VALORACIÓN DE CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS													
LOTE	(GC)	DESCRIPCIÓN	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA	CALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS RESULTADOS (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	FACILIDAD DE USO, ERGONOMÍA Y DISEÑO (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	EFICACIA, EFECTIVIDAD Y EFICIENCIA DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	ENVASADO Y ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	TOTAL PUNTUACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA (50 PUNTOS)
31	F38113	CLIP HEMOSTATICO MANUAL IRREABSORBIBLE E-Nº de clip:[6-6];Longitud aplicador:[27-30]; Talla:Grande;Reforzamiento:SI;	AMEVISA, S.A	A28838555	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: No presenta ventajas relacionadas con la calidad y seguridad en los resultados	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: Cartuchos codificados por colores para una fácil identificación	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: No existen evidencias clínicas/bibliográficas que permitan valorar la seguridad clínicamente contrastada con el uso del material	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración	0
			DEXTROMEDICA, S.L.	FCC150000	7,5	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: Clips sólidos y seguros	7,5	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: Sencillez en el uso del aplicador. Cartuchos codificados por colores para una fácil identificación	10	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Cuenta con evidencia clínica que permite valorar una efectividad y seguridad contrastada con el uso del material	10	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Envase unitario resistente, etiquetado que permite mantener la calidad de uso seguro del producto	35

ANEXO I INFORME DE VALORACIÓN DE CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS													
LOTE	(GC)	DESCRIPCIÓN	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA	CALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS RESULTADOS (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	FACILIDAD DE USO, ERGONOMÍA Y DISEÑO (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	EFICACIA, EFECTIVIDAD Y EFICIENCIA DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	ENVASADO Y ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	TOTAL PUNTUACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA (50 PUNTOS)
32	F38115	CLIP HEMOSTATICO MANUAL IRREABSORBIBLE E-Nº de clip:[6-6];Longitud aplicador:[27-30]; Talla:Mediano;Reforzamiento:SI ;	TELEFLEX MEDICAL , S.A.U.	544220	15	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Clips sólidos de polímero biocompatible. Clasificación Clase III según Directiva Europea 93/42/EEC de Dispositivos Médicos, la cual permite su uso en el sistema circulatorio central y en ramificaciones directas del corazón	15	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Presenta forma de V arqueada, para facilitar el acceso en estructuras anatómicas, vasos y conductos	10	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Cuenta con evidencia clínica que permite valorar una efectividad y seguridad contrastada con el uso del material	10	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Envase unitario resistente, etiquetado que permite mantener la calidad de uso seguro del producto	50
			DGM VASCULAR, S.L.	0301-10ML	7,5	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: Clips sólidos y seguros. Equipada con dientes que proporcionan una mayor estabilización bidireccional del tejido y mayor estabilidad transversal	7,5	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: Sencillez en el uso del aplicador y facilidad en la implantación del clip. Cartuchos codificados por colores para una fácil identificación, incorpora un soporte adhesivo	10	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Cuenta con evidencia clínica que permite valorar una efectividad y seguridad contrastada con el uso del material	10	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Envase unitario resistente, etiquetado que permite mantener la calidad de uso seguro del producto	35

ANEXO I INFORME DE VALORACIÓN DE CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS													
LOTE	(GC)	DESCRIPCIÓN	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA	CALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS RESULTADOS (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	FACILIDAD DE USO, ERGONOMÍA Y DISEÑO (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	EFICACIA, EFECTIVIDAD Y EFICIENCIA DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	ENVASADO Y ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	TOTAL PUNTUACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA (50 PUNTOS)
32	F38115	CLIP HEMOSTATICO MANUAL IRREABSORBIBLE-Nº de clip:[6-6];Longitud aplicador:[27-30]; Talla:Mediano;Reforzamiento:SI ;	AMEVISA, S.A	PLTX220	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: No presenta ventajas relacionadas con la calidad y seguridad en los resultados	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: Cartuchos codificados por colores para una fácil identificación	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: No existen evidencias clínicas/bibliográficas que permitan valorar la seguridad clínicamente contrastada con el uso del material	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración	0
			DEXTROMEDICA, S.L.	FCC130000	7,5	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: Clips sólidos y seguros	7,5	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: Sencillez en el uso del aplicador. Cartuchos codificados por colores para una fácil identificación	10	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Cuenta con evidencia clínica que permite valorar una efectividad y seguridad contrastada con el uso del material	10	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Envase unitario resistente, etiquetado que permite mantener la calidad de uso seguro del producto	35

ANEXO I INFORME DE VALORACIÓN DE CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS													
LOTE	(GC)	DESCRIPCIÓN	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA	CALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS RESULTADOS (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	FACILIDAD DE USO, ERGONOMÍA Y DISEÑO (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	EFICACIA, EFECTIVIDAD Y EFICIENCIA DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	ENVASADO Y ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	TOTAL PUNTUACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA (50 PUNTOS)
33	F38111	CLIP HEMOSTATICO MANUAL IRREABSORBIBLE E-Nº de clip:[6-6];Longitud aplicador:[27-30]; Talla:Intermedio;Reforzamiento:SI;	TELEFLEX MEDICAL, S.A.U.	544230	15	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Clips sólidos de polímero biocompatible. Clasificación Clase III según Directiva Europea 93/42/EEC de Dispositivos Médicos, la cual permite su uso en el sistema circulatorio central y en ramificaciones directas del corazón	15	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Presenta forma de V arqueada, para facilitar el acceso en estructuras anatómicas, vasos y conductos	10	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Cuenta con evidencia clínica que permite valorar una efectividad y seguridad contrastada con el uso del material	10	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Envase unitario resistente, etiquetado que permite mantener la calidad de uso seguro del producto	50
			DGM VASCULAR, S.L.	0301-10L	7,5	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: Clips sólidos y seguros. Equipada con dientes que proporcionan una mayor estabilización bidireccional del tejido y mayor estabilidad transversal	7,5	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: Sencillez en el uso del aplicador y facilidad en la implantación del clip. Cartuchos codificados por colores para una fácil identificación, incorpora un soporte adhesivo	10	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Cuenta con evidencia clínica que permite valorar una efectividad y seguridad contrastada con el uso del material	10	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Envase unitario resistente, etiquetado que permite mantener la calidad de uso seguro del producto	35

ANEXO I INFORME DE VALORACIÓN DE CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS													
LOTE	(GC)	DESCRIPCIÓN	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA	CALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS RESULTADOS (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	FACILIDAD DE USO, ERGONOMÍA Y DISEÑO (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	EFICACIA, EFECTIVIDAD Y EFICIENCIA DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	ENVASADO Y ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	TOTAL PUNTUACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA (50 PUNTOS)
33	F38111	CLIP HEMOSTATICO MANUAL IRREABSORBIBLE E-Nº de clip:[6-6];Longitud aplicador:[27-30]; Talla:Intermedio;Reforzamiento:SI;	B.BRAUN SURGICAL, S.A	PL465SU	-		-		-		-		No cumple PPT, se propone para su exclusión: La composición del material según el PPT debe ser clips de polímero, la composición del clip ofertado es de titanio
			AMEVISA, S.A	PLTX230	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: No presenta ventajas relacionadas con la calidad y seguridad en los resultados	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: Cartuchos codificados por colores para una fácil identificación	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: No existen evidencias clínicas/bibliográficas que permitan valorar la seguridad clínicamente contrastada con el uso del material	0	El artículo ofertado cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración	0

ANEXO I INFORME DE VALORACIÓN DE CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS													
LOTE	(GC)	DESCRIPCIÓN	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA	CALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS RESULTADOS (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	FACILIDAD DE USO, ERGONOMÍA Y DISEÑO (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	EFICACIA, EFECTIVIDAD Y EFICIENCIA DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	ENVASADO Y ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	TOTAL PUNTUACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA (50 PUNTOS)
33	F38111	CLIP HEMOSTATICO MANUAL IRREABSORBIBLE-Nº de clip:[6-6];Longitud aplicador:[27-30]; Talla:Intermedio;Reforzamiento:SI;	DEXTROMEDICA, S.L.	FCC140000	7,5	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: Clips sólidos y seguros. Equipada con dientes que proporcionan una mayor estabilización bidireccional del tejido y mayor estabilidad transversal	7,5	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración: Sencillez en el uso del aplicador y facilidad en la implantación del clip. Cartuchos codificados por colores para una fácil identificación, incorpora un soporte adhesivo	10	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Cuenta con evidencia clínica que permite valorar una efectividad y seguridad contrastada con el uso del material	10	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Envase unitario resistente, etiquetado que permite mantener la calidad de uso seguro del producto	35
34	F57465	CLIP CARDIACO DE TITANIO-GC	COM MEDCOR, S.L.	030950	15	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Cierre mecánico fuerte y resistente	15	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Precisión, buen manejo, accesibilidad y control del clip	10	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Cuenta con evidencia clínica que permite valorar una efectividad y seguridad contrastada con el uso del material	10	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Envase unitario resistente, etiquetado que permite mantener la calidad de uso seguro del producto	50

ANEXO I INFORME DE VALORACIÓN DE CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS													
LOTE	(GC)	DESCRIPCIÓN	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA	CALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS RESULTADOS (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	FACILIDAD DE USO, ERGONOMÍA Y DISEÑO (15 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	EFICACIA, EFECTIVIDAD Y EFICIENCIA DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	ENVASADO Y ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (10 PUNTOS)	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA	TOTAL PUNTUACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA (50 PUNTOS)
35	F57460	APLICADOR DE CLIPS P/ cirugía cardiovascular-Long. del aplicador:[31-31];	COM MEDCOR, S.L.	030925	15	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Aplicador sólido y seguro	15	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Aplicador muy ergonómico, permite controlar la orientación del sujetador y la sutura	10	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Cuenta con evidencia clínica que permite valorar una efectividad y seguridad contrastada con el uso del material	10	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Envase unitario resistente, etiquetado que permite mantener la calidad de uso seguro del producto	50
36	F57455	APLICADOR DE CLIPS P/ cirugía cardiovascular-Long. del aplicador:[17-17];	COM MEDCOR, S.L.	031400	15	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Aplicador sólido y seguro	15	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Aplicador muy ergonómico, permite controlar la orientación del sujetador y la sutura	10	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Cuenta con evidencia clínica que permite valorar una efectividad y seguridad contrastada con el uso del material	10	El artículo ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración: Envase unitario resistente, etiquetado que permite mantener la calidad de uso seguro del producto	50

Comisión Técnica Regional:

D^a. Maria Isabel Carricondo Martínez
Responsable de Recursos Materiales
Hospital Universitario Torrecárdenas

D^a. Leonor María Fernández Valero
Enfermera Apoyo Gestión Recursos Materiales Bloque Quirúrgico
Hospital Universitario Poniente

D^a. Olga Carmona Muro
Supervisora Bloque Quirúrgico
Hospital Universitario Torrecárdenas

D^a. Luisa Pérez Rodríguez
Supervisora Bloque Quirúrgico
Hospital La Inmaculada. AGSNA

D^a. Natividad Valencia Liñán
Jefa de Sección de Catálogo y Banco
Subdirección de Compras y Logística.SSCC

D. Andrés Javier Gallardo Ortega
Jefe de Servicio de Cirugía
Hospital La Inmaculada Huercal-Overa

D.Osorio Rodríguez Ruiz
FEA Cirugía General
Hospital Universitario Poniente

D. Juan Torres Melero
Jefe de Servicio en funciones Cirugía General y Aparato Digestivo
Hospital Universitario Torrecárdenas