

RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ABIERTO POR ACUERDO MARCO N.º DE SIGLO: 179/2023, CONVOCADO PARA LA CONTRATACIÓN DEL ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO, DE TRACTO SUCESIVO Y PRECIOS UNITARIOS, DE MATERIAL GENERICO DE INFUSION-EXTRACCION INTRAVASCULAR Y PERCUTANEA (SUBGRUPO 01.05 DEL CATÁLOGO SAS), CON DESTINO A LOS CENTROS ADSCRITOS A LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE CÓRDOBA (PAAM 4/23).

ANTECEDENTES DE HECHO


PRIMERO.- Por Resolución de esta Dirección Gerencia de fecha 20 de febrero de 2023, se acordó la iniciación del expediente núm. PAAM 4/23 para la contratación del acuerdo marco para el suministro, de tracto sucesivo y precios unitarios, de material genérico de infusión-extracción intravascular y percutánea (subgrupo 01.05 del catalogo sas), con destino a los centros adscritos a la Central Provincial de Compras de Córdoba (PAAM 4/23), tramitado por procedimiento abierto y acuerdo marco, de acuerdo con lo establecido en los artículos 131 y 156 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrero de 2014 (LCSP).

SEGUNDO.- Por Resolución de fecha 2 de marzo de 2023, ha sido aprobado el Expediente y sus Pliegos y se ha declarado la apertura del procedimiento de adjudicación.

TERCERO.- Dicha licitación ha sido objeto de publicación con fecha 14 de marzo de 2023 en el Perfil de Contratante de la Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía y en el DOUE DO/S 552, siendo la fecha de vencimiento para la presentación de ofertas el día 17 de abril de 2023 a las 14:00 horas.

CUARTO.- La relación de licitadores que han presentado oferta dentro del plazo establecido en el anuncio de licitación (17/4/23 a las 14:00) es la siguiente:

1. **3M ESPAÑA SL**
2. **AMEBIL SOCIEDAD LIMITADA**
3. **AMEVISA SA**
4. **BAXTER SL**
5. **B BRAUN MEDICAL SA**
6. **BECTON DICKINSON SA**
7. **CARDIVA 2 SL**
8. **CV MEDICA SL**

Código:	6hWMS876PFIRMA6ypQyZ4jJIzYHk0k	Fecha	09/02/2024	
Firmado Por	FRANCISCO DE ASIS TRIVIÑO TARRADAS			
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	1/13	



9. ENVASES FARMACEUTICOS SA
10. FARMABAN, SA
11. FERRER FARMA SA
12. FRESENIUS KABI ESPAÑA SLU
13. GAMMA SOLUTIONS HEALTH SL
14. GARRIC MEDICA SL
15. GRIFOLS MOVACO, S.A.
16. I.H.T. MEDICAL SA
17. IBERHOSPITEX SA
18. Iberian Care 2016 S.L.
19. ICU MEDICAL PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HOSPITALARIOS SL
20. INTERSURGICAL ESPAÑA SL
21. IZASA HOSPITAL SLU
22. KRAPE SA
23. LABORATORIOS CAIR ESPAÑA SL
24. LAMBRA SL
25. MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA SL
26. MENARINI DIAGNOSTICOS SA
27. MERIT MEDICAL SPAIN, S.L.U.
28. NACATUR 2 ESPAÑA, S.L.
29. OIARSO S.COOP
30. PALEX MEDICAL, SA
31. PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L
32. SIEBEN SOLUCIONES CLINICAS SANITARIAS SL
33. SMITHS MEDICAL ESPAÑA SL
34. TEXTIL PLANAS OLIVERAS SA
35. VYGON SAU

QUINTO.- La Mesa de Contratación, de conformidad con el art. 157 de la LCSP, remite el expediente del procedimiento abierto y acuerdo marco, citado en el asunto, con las propuestas emitidas en sus sesiones celebradas:

- **En sesión del día 18 de abril de 2023** se procede, en primer lugar, al recuento de las proposiciones presentadas, referidas al presente expediente, constatándose que han presentado oferta, dentro del plazo establecido en el anuncio de licitación las siguientes empresas:

1. 3M ESPAÑA SL
2. AMEBIL SOCIEDAD LIMITADA
3. AMEVISA SA
4. BAXTER SL
5. B BRAUN MEDICAL SA

Código:	6hWMS876PFIRMA6ypQyZ4jJIzYHk0k	Fecha	09/02/2024	
Firmado Por	FRANCISCO DE ASIS TRIVIÑO TARRADAS			
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	2/13	



6. BECTON DICKINSON SA
7. CARDIVA 2 SL
8. CV MEDICA SL
9. ENVASES FARMACEUTICOS SA
10. FARMABAN, SA
11. FERRER FARMA SA
12. FRESENIUS KABI ESPAÑA SLU
13. GAMMA SOLUTIONS HEALTH SL
14. GARRIC MEDICA SL
15. GRIFOLS MOVACO, S.A.
16. I.H.T. MEDICAL SA
17. IBERHOSPITEX SA
18. Iberian Care 2016 S.L.
19. ICU MEDICAL PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HOSPITALARIOS SL
20. INTERSURGICAL ESPAÑA SL
21. IZASA HOSPITAL SLU
22. KRAPE SA
23. LABORATORIOS CAIR ESPAÑA SL
24. LAMBRA SL
25. MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA SL
26. MENARINI DIAGNOSTICOS SA
27. MERIT MEDICAL SPAIN, S.L.U.
28. NACATUR 2 ESPAÑA, S.L.
29. OIARSO S.COOP
30. PALEX MEDICAL, SA
31. PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L
32. SIEBEN SOLUCIONES CLINICAS SANITARIAS SL
33. SMITHS MEDICAL ESPAÑA SL
34. TEXTIL PLANAS OLIVERAS SA
35. VYGON SAU

Una vez calificada la documentación presentada en el sobre núm. 1, la Mesa de Contratación acuerda, por unanimidad, dar por admitidas al haber aportado la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos establecidos en la cláusula 6.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, a las empresas relacionadas a continuación:

1. 3M ESPAÑA SL
2. AMEBIL SOCIEDAD LIMITADA
3. BAXTER SL
4. BECTON DICKINSON SA
5. CARDIVA 2 SL
6. ENVASES FARMACEUTICOS SA
7. GRIFOLS MOVACO, S.A.


Código:	6hWMS876PFIRMA6ypQyZ4jJIzYhk0k	Fecha	09/02/2024	
Firmado Por	FRANCISCO DE ASIS TRIVIÑO TARRADAS			
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	3/13	

8. I.H.T. MEDICAL SA
9. IBERHOSPITEX SA
10. ICU MEDICAL PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HOSPITALARIOS SL
11. INTERSURGICAL ESPAÑA SL
12. IZASA HOSPITAL SLU
13. MENARINI DIAGNOSTICOS SA
14. MERIT MEDICAL SPAIN, S.L.U.
15. PALEX MEDICAL, SA

Asimismo, acuerda, por unanimidad, requerir subsanación de la documentación presentada a las empresas que a continuación se relacionan:

1. AMEVISA SA
2. B BRAUN MEDICAL SA
3. CV MEDICA SL
4. FARMABAN, SA
5. FERRER FARMA SA
6. FRESENIUS KABI ESPAÑA SLU
7. GAMMA SOLUTIONS HEALTH SL
8. GARRIC MEDICA SL
9. Iberian Care 2016 S.L.
10. KRAPE SA
11. LABORATORIOS CAIR ESPAÑA SL
12. LAMBRA SL
13. MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA SL
14. NACATUR 2 ESPAÑA, S.L.
15. OIARSO S.COOP
16. PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L
17. SIEBEN SOLUCIONES CLINICAS SANITARIAS SL
18. SMITHS MEDICAL ESPAÑA SL
19. TEXTIL PLANAS OLIVERAS SA
20. VYGON SAU


- En la sesión del día 28 de abril de 2023, se procede a examinar la documentación aportada por las empresas requeridas, al objeto de verificar si han subsanado la documentación conforme a lo establecido en el PCAP. Una vez calificada dicha documentación, la Mesa de Contratación acuerda, por unanimidad, admitir al procedimiento de referencia, al haber subsanado correctamente, a todas las empresas excepto al licitador **SIEBEN SOLUCIONES CLÍNICAS SANITARIAS SL.** que queda excluido del al no haber atendido al requerimiento de documentación.

Código:	6hWMS876PFIRMA6ypQyZ4jJIzYhK0k	Fecha	09/02/2024	
Firmado Por	FRANCISCO DE ASIS TRIVIÑO TARRADAS			
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	4/13	

A continuación, se procede a la apertura del sobre núm. 2, que contiene la documentación técnica para su valoración conforme a criterios de adjudicación dependientes de un juicio de valor, acordando la Mesa solicitar informe técnico de valoración de los criterios de adjudicación no automáticos, y cuyo contenido se remite al órgano encargado de su valoración.

- En la **sesión del día 26 de septiembre de 2023**, la Mesa de Contratación procede al examen del informe técnico emitido por la Comisión Técnica encargada de la valoración de los criterios dependientes de un juicio de valor, acordándose su aprobación por unanimidad, y de acuerdo al cual, quedan admitidas, al cumplir el umbral mínimo exigible de los criterios de adjudicación no automáticos previstos en el anexo al cuadro resumen núm. 1 de este expediente y, por tanto, puede continuar en el proceso de valoración de criterios de adjudicación automáticos, las empresas licitadoras relacionadas a continuación:

1. **3M ESPAÑA SL**
2. **AMEBIL SOCIEDAD LIMITADA**
3. **AMEVISA SA**
4. **BAXTER SL**
5. **B BRAUN MEDICAL SA**
6. **BECTON DICKINSON SA**
7. **CARDIVA 2 SL**
8. **CV MEDICA SL**
9. **ENVASES FARMACEUTICOS SA**
10. **FARMABAN, SA**
11. **FERRER FARMA SA**
12. **FRESENIUS KABI ESPAÑA SLU**
13. **GAMMA SOLUTIONS HEALTH SL**
14. **GARRIC MEDICA SL**
15. **GRIFOLS MOVACO, S.A.**
16. **I.H.T. MEDICAL SA**
17. **IBERHOSPITEX SA**
18. **Iberian Care 2016 S.L.**
19. **ICU MEDICAL PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HOSPITALARIOS SL**
20. **INTERSURGICAL ESPAÑA SL**
21. **IZASA HOSPITAL SLU**
22. **KRAPE SA**
23. **LABORATORIOS CAIR ESPAÑA SL**
24. **LAMBRA SL**
25. **MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA SL**
26. **NACATUR 2 ESPAÑA, S.L.**
27. **OIARSO S.COOP**
28. **PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L**
29. **SMITHS MEDICAL ESPAÑA SL**
30. **TEXTIL PLANAS OLIVERAS SA**
31. **VYGON SAU**

Código:	6hWMS876PFIRMA6ypQyZ4jJIzYhK0k	Fecha	09/02/2024	
Firmado Por	FRANCISCO DE ASIS TRIVIÑO TARRADAS			
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	5/13	

A continuación, la Presidenta de la Mesa de Contratación, expone que se ha recibido en fecha 18 de abril de 2023, una vez finalizado el plazo de presentación de las ofertas de este expediente, y mediante registro telemático, un escrito de la empresa **GARRIC MEDICA, S.L.** en el que manifiesta que con fecha 17 de abril de 2023 ha presentado oferta correspondiente al expediente PAAM 4/23 para el suministro, de tracto sucesivo y precios unitarios, de material genérico de infusión- extracción intravascular y percutanea (subgrupo 01.05 del catalogo SAS), con destino a los centros adscritos a la Central Provincial de Compras de Córdoba y que " inmediatamente después de presentar la oferta, esta parte ha podido percatarse de que el Anexo VII, en el que se encuentra nuestra oferta económica, se ha adjuntado por un error humano de transcripción un documento incompleto y de prueba que se había archivado en el equipo informático, y en el que se contempla información errónea. En concreto, el documento contiene precios unitarios sin IVA (en lugar de precios unitarios con IVA), no incluye el desglose de la cuantía del impuesto, ni tampoco el precio unitario de venta" y que " bajo ningún concepto y bajo nuestra responsabilidad, es intención de esta parte modificar la oferta económica presentada, que se mantiene en los mismos términos, una vez incorporado el importe resultante de la aplicación del IVA, por lo que no se da con ello ningún tipo de beneficio frente al resto de licitadores, o la infracción del principio de igualdad de trato. Más aún, cuando el presente escrito se presenta sin haberse procedido a la apertura de los sobres que contienen las ofertas económicas de las demás empresas concurrentes, lo que constata que el objetivo de mi representada no es otro que subsanar el error material cometido a la hora de seleccionar el documento correcto a presentar, y poder concurrir así plenamente en el proceso de adjudicación, de acuerdo con el principio de libre concurrencia." Concluye dicho escrito con la solicitud de apertura de un plazo de subsanación del documento de la oferta económica para poder incluir la información correcta relativa al precio con IVA incluido, así como la cuantía del IVA y el precio unitario de venta ofertado."


Deliberada la cuestión por la Mesa de Contratación, acuerda por unanimidad atender al requerimiento del licitador de abrir un período de subsanación una vez que se realice la apertura del sobre núm.3 que contiene la oferta económica a fin de que alegue lo que considere oportuno a su derecho.

A continuación, se procede a la apertura del sobre núm. 3 que contiene la documentación evaluable conforme a criterios automáticos. No obstante, no es posible abrir dicho sobre debido a incidencias técnicas de la aplicación de Sirec.

- En la **sesión del día 29 de septiembre de 2023**, Por parte de la Secretaria de la Mesa, se procede a intentar de nuevo la actualización del estado de las ofertas, comprobando que la aplicación SIREC continúa presentando las mismas incidencias técnicas que impiden llevarla a cabo, al no haber sido resuelta la incidencia correspondiente a la solicitud de servicio nº 1452167.

Debido a dicha incidencia técnica, no resulta posible la apertura del sobre núm. 3 que contiene

Código:	6hWMS876PFIRMA6ypQyZ4jJIZyHk0k	Fecha	09/02/2024
Firmado Por	FRANCISCO DE ASIS TRIVIÑO TARRADAS		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	6/13




la documentación evaluable conforme a criterios automáticos, por lo que se procede a la suspensión del acto, que será reanudado en la próxima mesa que se convoque al efecto.

- En la **sesión del día 3 de octubre de 2023**, se procede a la apertura del sobre núm. 3 que contiene la documentación evaluable conforme a criterios automáticos. De la calificación de la documentación contenida en este sobre la mesa de contratación acuerda por unanimidad, solicitar subsanación de la documentación presentada a las empresas relacionadas a continuación:

1. AMEVISA SA
2. CV MEDICA SL
3. ENVASES FARMACEUTICOS SA
4. FARMABAN, SA
5. GAMMA SOLUTIONS HEALTH SL
6. GARRIC MEDICA SL
7. I.H.T. MEDICAL SA
8. IBERHOSPITEX SA
9. KRAPE SA
10. MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA SL
11. OIARSO S.COOP
12. SMITHS MEDICAL ESPAÑA SL
13. TEXTIL PLANAS OLIVERAS SA

- En la **sesión del día 10 de octubre de 2023**, se realiza la calificación de la documentación presentada en el trámite de subsanación constatándose por la Mesa de Contratación que las empresas relacionadas a continuación, han subsanado con los requisitos formalmente establecidos, y se acuerda, por unanimidad, admitirlas al trámite:

1. AMEVISA SA
2. CV MEDICA SL
3. ENVASES FARMACEUTICOS SA
4. FARMABAN, SA
5. GAMMA SOLUTIONS HEALTH SL
6. I.H.T. MEDICAL SA
7. IBERHOSPITEX SA
8. KRAPE SA
9. MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA SL
10. OIARSO S.COOP
11. SMITHS MEDICAL ESPAÑA SL
12. TEXTIL PLANAS OLIVERAS SA,
13. GARRIC MEDICA SL

Código:	6hWMS876PFIRMA6ypQyZ4jJIzYhK0k	Fecha	09/02/2024	
Firmado Por	FRANCISCO DE ASIS TRIVIÑO TARRADAS			
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	7/13	

En cuanto a la empresa **GARRIC MEDICA SL**, la Mesa de Contratación le solicitó aclaración sobre el error en la cuantía del precio unitario con IVA incluido, de acuerdo a la petición de dicha empresa emitida en su escrito de fecha 18 de abril de 2023 y reproducida en el acta de la Mesa del día 26 de septiembre de 2023.

En el día de hoy, se procede a la deliberación de dicha aclaración que indica “ El error en cuestión se originó por un error humano de transcripción de un documento incompleto de prueba que se había archivado en el equipo informático y en el que se contemplaba información errónea e incompleta. Este hecho es debido a que **GARRIC** para elaborar las ofertas económicas utiliza un protocolo establecido con diferentes fases, y en función de los requerimientos del órgano de contratación, se elaboran distintos formatos de plantilla EXCEL para garantizar la correcta presentación de la información”.


En base a dichas aclaraciones, y de acuerdo a la doctrina de errores de la oferta económica (resolución núm. 530/2022 del TARCA), la Mesa de Contratación considera que no estamos ante un error material manifiesto en la oferta económica de **GARRIC MEDICA SL** sino que dicha aclaración supone una modificación de la proposición ya que el modelo contenido en el Anexo VII al PCAP indicaba claramente que se debía consignar el valor de la oferta con IVA incluido. La Mesa de Contratación entiende que ha aceptado la proposición económica de acuerdo a la realmente presentada, ya que de aceptar dicha modificación supondría una vulneración al principio de libre concurrencia ya que, la empresa **GARRIC MEDICA SL** licita a varios lotes del expediente junto a otros licitadores que podrían ver conculcado el principio de igualdad de trato al haber actuado el resto de las empresas concurrentes con la debida diligencia para que dicha documentación estuviera presentada correctamente dentro del plazo conocido por todas.

A continuación, se procede al envío de la documentación del sobre núm. 3 que contiene la documentación valorable para el criterio de adjudicación medioambiental al órgano encargado de su evaluación.

- En la **sesión del día 31 de octubre de 2023**, la Mesa de Contratación procede a examinar las alegaciones efectuadas por la empresa **IZASA HOSPITAL SLU** en las que manifiesta su disconformidad con las valoraciones realizadas en el Informe técnico de valoración a su oferta a la Agrupación 11 del expediente de contratación para el acuerdo Marco para el suministro, de tracto sucesivo y precios unitarios, de material genérico de infusión- extracción intravascular y percutánea (subgrupo 01.05 del catálogo SAS), con destino a los centros adscritos a la Central Provincial de Compras de Córdoba (PAAM 4/23), y solicita una nueva valoración de la oferta presentada.

La Mesa de Contratación entiende que no puede estimar dichas alegaciones ya que, actualmente, el procedimiento de contratación de este expediente se encuentra en fase de valoración de la documentación evaluable mediante criterios automáticos, y ya se ha abierto, y son conocidas por la Mesa de Contratación, las proposiciones económicas de las empresas, y ello en base al principio del secreto de las proposiciones del art. 139 LCSP cuya finalidad es

Código:	6hWMS876PFIRMA6ypQyZ4jJIZyHk0k	Fecha	09/02/2024
Firmado Por	FRANCISCO DE ASIS TRIVIÑO TARRADAS		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	8/13



evitar la contaminación de la Mesa de Contratación (Resolución 393/2021 TARCJA) en la valoración de las ofertas derivado del conocimiento anticipado de las proposiciones económicas, de tal suerte que ya no puedan quedar garantizados los principios de imparcialidad, objetividad e igualdad de trato.

- En la sesión del **día 7 de noviembre de 2023**, la Mesa de Contratación procede a la valoración de las ofertas económicas, detectando que las proposiciones que a continuación se indican, podrían encontrarse incursas en presunción de anormalidad:


- Proposición presentada para el lote núm. 46, por la empresa **ENVASES FARMACEUTICOS, S.A.**.
- Proposición presentada para el lote núm. 58, por la empresa **VYGON, SAU**.
- Proposición presentada para el lote núm. 62, por la empresa **NACATUR 2 ESPAÑA, S.L.**
- Proposición presentada para el lote núm. 71, por la empresa **IZASA HOSPITAL, S.L.U.**
- Proposiciones presentadas para el lote núm. 74, por las empresas **OIARSO, S.COOP. Y PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.**

Por ello, la mesa de contratación, de acuerdo a lo establecido en el art. 149.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, acuerda requerir a los licitadores **ENVASES FARMACEUTICOS, S.A., VYGON, SAU, NACATUR 2 ESPAÑA, S.L., IZASA HOSPITAL, S.L.U., OIARSO, S.COOP. y PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.**, dándoles un plazo para que justifiquen y desglosen razonada y detalladamente, el bajo nivel de precios, o de costes, o cualquier otro parámetro en base al cual se haya definido la anormalidad de las ofertas, mediante la presentación de aquella información y documentos que resulten pertinentes a estos efectos.

Una vez recibida dicha documentación, se remite a la unidad técnica correspondiente para emisión del respectivo informe.

- En la sesión del **día 21 de noviembre de 2023**, la Mesa de Contratación una vez constatado que **ENVASES FARMACEUTICOS, S.A., NACATUR 2 ESPAÑA, S.L., IZASA HOSPITAL, S.L.U. OIARSO, S.COOP. y PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.** aportan la justificación en plazo, la Subdirección de Gestión Económica del H.U.R.S. emite los preceptivos informes con fecha 20 de noviembre de 2023, para evaluar la justificación presentada sobre la presunta temeridad en el valor anormal detectado en dichas empresas, por lo que la Mesa de Contratación acuerda, por unanimidad, considerar justificadas las ofertas presentadas elevando propuesta de aceptación al órgano de contratación.

Respecto a la proposición presentada para el lote núm. 58, por la empresa **VYGON, SAU**, se constata en la aplicación informática SiREC que NO ha atendido el requerimiento enviado y puesto a su disposición el día 13/11/2023 a las 11:36 horas, habiéndolo leído ese mismo día a las 11:53 horas y siendo la fecha límite para remitir la justificación requerida el día 16/11/2023 a las 23:59 horas.

Código:	6hWMS876PFIRMA6ypQyZ4jJIZyHk0k	Fecha	09/02/2024	
Firmado Por	FRANCISCO DE ASIS TRIVIÑO TARRADAS			
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	9/13	

Por lo que, ante la absoluta ausencia de justificación sobre las condiciones de la oferta susceptibles de determinar el bajo nivel de precio o costes de la misma, la Mesa de Contratación por unanimidad, acuerda elevar al órgano de contratación propuesta de rechazo de la oferta de **VYGON, SAU**, para el lote núm. 58, elevando propuesta de declaración de DESIERTO al no existir otra oferta o proposición que resulte admisible de acuerdo con los criterios que figuran en el pliego.

Seguidamente, la Mesa detecta que en las ofertas presentadas por **OIARSO, S.COOP y PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.** (Lote 61) se ha producido un empate, por lo que la Mesa acuerda concederles un plazo de tres días hábiles para que aporten la documentación que acredite oficialmente los criterios de desempate establecidos.

- En la sesión del **día 1 de diciembre de 2023**, la Mesa de Contratación procede a la valoración de la documentación presentada para resolver el empate entre las ofertas presentadas al Lote 61 por **OIARSO, S.COOP y PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.**, resolviendo el empate a favor de **OIARSO, S.COOP** por ser la empresa licitadora que tiene el mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social en la plantilla.


A continuación, la Mesa de Contratación procede a determinar la mejor oferta en base a la mejor relación calidad-precio, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la cláusula 7.4 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el apartado 14 del Cuadro Resumen del citado Pliego, así como el Anexo I al Cuadro Resumen.

Finalizado el estudio de la ponderación de los criterios de adjudicación, tanto dependientes de un juicio de valor como de evaluación automática, de las empresas licitadoras admitidas, queda determinada la propuesta de adjudicación a favor de las empresas que han obtenido la mejor puntuación en base a la mejor relación calidad-precio, según anexo adjunto al acta de dicha sesión.

SEXTO.- Con fecha 14 de diciembre de 2023 esta Dirección Gerencia acordó requerir a las empresas licitadoras que han presentado la mejor oferta relación calidad-precio ateniéndose a los criterios de adjudicación, para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presenten la documentación para contratar, conforme al art. 150.2 de la LCSP.

De acuerdo a la Recomendación 3/2023, de 21 de abril de la Comisión Consultiva de Contratación Pública de Andalucía, y en cumplimiento de la última doctrina de los Tribunales Administrativos de Recursos Contractuales, la mesa acuerda solicitar a los candidatos propuestos como adjudicatarios, una declaración responsable del nº de trabajadores de la empresa en la fecha final del plazo de presentación de ofertas. Además, en el caso de que tenga 50 o más personas trabajadoras, que aporte el plan de igualdad aprobado e inscrito en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo (REGCON) al tiempo de finalización del plazo de presentación de ofertas, o al menos la solicitud de inscripción del mismo siempre que,

Código:	6hWMS876PFIRMA6ypQyZ4jJIZyHk0k	Fecha	09/02/2024
Firmado Por	FRANCISCO DE ASIS TRIVIÑO TARRADAS		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	10/13



a la fecha de finalización del plazo de presentación de ofertas, hayan transcurrido tres meses o más desde que se presentó la solicitud, sin que hubiera recaído resolución expresa sobre la procedencia de la inscripción.

SÉPTIMO.- Dichas empresas propuestas han presentado garantía definitiva, así como demás documentación necesaria, siendo considerada válida y conforme a derecho por la Mesa de Contratación en las sesiones de los días 9,19 y 30 de enero de 2023.

FUNDAMENTOS JURIDICOS.

PRIMERO.- La licitación se ha llevado a cabo de conformidad con la tramitación prevista en los artículos 150.2, 150.3 y 151 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.


SEGUNDO.- La competencia para resolver que ostenta esta Dirección Gerencia, viene determinada por Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, de fecha 20 de enero de 2022 (BOJA núm. 22 de 2-02-22).

En base a los hechos y fundamentos jurídicos que anteceden, esta Dirección Gerencia, en uso de las atribuciones que tiene conferidas como órgano de contratación,

RESUELVE


PRIMERO.- Adjudicar el Expediente N^o Siglo 179/2023 convocado para la contratación del **ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO, DE TRACTO SUCESIVO Y PRECIOS UNITARIOS, DE MATERIAL GENERICO DE INFUSION-EXTRACCION INTRAVASCULAR Y PERCUTANEA (SUBGRUPO 01.05 DEL CATÁLOGO SAS), CON DESTINO A LOS CENTROS ADSCRITOS A LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE CÓRDOBA (PAAM 4/23)**, de acuerdo a la propuesta formulada por la Mesa de Contratación a:

Código:	6hWMS876PFIRMA6ypQyZ4jJIZyHk0k	Fecha	09/02/2024
Firmado Por	FRANCISCO DE ASIS TRIVIÑO TARRADAS		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	11/13



EMPRESA	Importe adjud. S/IVA	IVA	Importe adjud. C/IVA
IZASA HOSPITAL, S.L.U.	57.960,00 €	5.796,00 €	63.756,00 €
NACATUR 2 ESPAÑA S.L.	69.295,00 €	14.551,95 €	83.846,95 €
C.V. MEDICA, S.L.	427.455,00 €	89.765,55 €	517.220,55 €
OIARSO SDAD COOP	135.737,29 €	28.504,83 €	164.242,12 €
ICU MEDICAL PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HOSPITALARIOS SL	359.803,82 €	75.558,80 €	435.362,62 €
IBERIAN CARE 2016 S.L.	170.848,99 €	35.878,29 €	206.727,28 €
INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	61.145,59 €	12.840,57 €	73.986,16 €
GRIFOLS MOVACO, S.A.	147.861,38 €	14.786,14 €	162.647,52 €
PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L.	148.441,04 €	31.172,62 €	179.613,66 €
SMITHS MEDICAL ESPAÑA, S.L.	80.156,00 €	16.832,76 €	96.988,76 €
GARRIC MEDICA S.L.	253.370,04 €	48.601,89 €	301.971,93 €
FERRER FARMA, S.A.	66.809,61 €	14.030,02 €	80.839,63 €
B. BRAUN MEDICAL S.A.	62.685,00 €	13.163,85 €	75.848,85 €
TEXTIL PLANAS OLIVERAS, S.A.	44.814,37 €	4.481,44 €	49.295,81 €
VYGON S.A.U.	21.920,49 €	4.603,30 €	26.523,79 €
LABORATORIOS CAIR ESPAÑA, S.L.U.	2.278,50 €	478,49 €	2.756,99 €
BECTON DICKINSON S.A.	47.130,72 €	5.490,85 €	52.621,57 €
BAXTER S.L.	8.007,47 €	800,75 €	8.808,22 €
MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA S.L	33.201,00 €	6.972,21 €	40.173,21 €
AMEBIL, S.L.	12.761,97 €	2.680,01 €	15.441,98 €
TOTAL	2.211.683,28 €	426.990,32 €	2.638.673,60 €

Código:	6hWMS876PFIRMA6ypQyZ4jJIZyHk0k	Fecha	09/02/2024
Firmado Por	FRANCISCO DE ASIS TRIVIÑO TARRADAS		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	12/13



SEGUNDO.- Dejar desiertos los lotes 47, 58, 63, 77, 81 por no haber oferta válida para los mismos.

TERCERO.- Significar expresamente que en el **Anexo adjunto a la presente Resolución** se contiene la información necesaria a la que hace referencia el artículo 151.1 de la LCSP.


CUARTO.- Notificar la adjudicación a las empresas licitadoras y publicar la misma en el perfil de contratante. La notificación debe contener la información necesaria a la que se refiere el artículo 151 de la LCSP.

QUINTO.- Formalícese el contrato, indicándose que el plazo en que debe procederse a la formalización de los preceptivos contratos por quienes hayan resultado adjudicatarios, de conformidad con el artículo 153 de la LCSP, es de **5 días** a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el **plazo de quince días hábiles** desde que se remita la notificación de adjudicación a los licitadores y candidatos, al ser el presente contrato susceptible del recurso especial en materia de contratación

SEXTO.- Contra la presente resolución podrá interponerse potestativamente recurso especial en materia de contratación, de conformidad con el artículo 44 del Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en el **plazo de 15 días hábiles** contados a partir del día siguiente a aquel en que se haya notificado la presente resolución de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional decimoquinta. Asimismo, podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante los órganos judiciales del orden jurisdiccional contencioso administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de notificación de la misma, conforme a lo establecido en el artículo 46 de la Ley 26/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso administrativa.

Córdoba, a fecha de firma digital

EL DIRECTOR GERENTE

Código:	6hWMS876PFIRMA6ypQyZ4jJIZyHk0k	Fecha	09/02/2024		
Firmado Por	FRANCISCO DE ASIS TRIVIÑO TARRADAS				
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	13/13		

ANEXO A RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN PAAM 4/23

VALORACIÓN TOTAL CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

CPC: Córdoba

OBJETO DEL COF ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO, DE TRACTO SUCESIVO Y PRECIOS UNITARIOS, DE MATERIAL GENERICO DE INFUSION-EXTRACCION INTRAVASCULAR Y PERCUTANEA (SUBGRUPO 01.05 DEL CATALOGO SAS), CON DESTINO A LOS CENTROS ADSCRITOS A LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE CÓRDOBA

Nº de EXPEDIENTE 179/2023 PAAM 4/23

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIONGC	precio unitario C/WA	IVA	Unidades licitación 2 años	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos	OFERTA ECONÓMICA IVA INCLUIDO	Importe licitación Agrupación de lote	Importe oferta Agrupación de lote (iva incluido)	% bajada	PUNTUACIÓN OFERTA ECONÓMICA	Limite baja anormal	Baja anormal	PLAZO DE ENTREGA	PUNTOS PLAZO ENTREGA	CRITERIO MEDIOAMBIENTAL	Puntuación criterio medioambiental	PUNTUACIÓN TOTAL	ADJUDICATARIO PROPUESTO
1	1	SU.PC.SANI.01.05.00.002000	B38541	JERINGA CONO LUER 2-3ml.-Tipo de Conexión:luer;	0,018041	21,00 %	260000	IBERIAN CARE 2016, S.L.		REF: S2PL2 CIP: 1001503357 41	Oferta buena, cumple características técnicas solicitadas, considerándose que aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, y rendimiento y eficacia, considerándose que cumple con el fin al que va perseguido con una unidad de producto	20	0,018033												
1	2	SU.PC.SANI.01.05.00.005000	B39221	JERINGA CONO LUER 5ml.-Tipo de Conexión:luer;	0,02198	21,00 %	3112400	IBERIAN CARE 2016, S.L.		REF: S2PL5 CIP: 1001503359 43	Oferta buena, cumple características técnicas solicitadas, considerándose que aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, y rendimiento y eficacia, considerándose que cumple con el fin al que va perseguido con una unidad de producto	20	0,021903												
1	3	SU.PC.SANI.01.05.00.010000	B38097	JERINGA CONO LUER 10ml.-Tipo de Conexión:luer;	0,034304	21,00 %	3297200	IBERIAN CARE 2016, S.L.		REF: S2PL10 CIP: 1001503361 55	Oferta buena, cumple características técnicas solicitadas, considerándose que aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, y rendimiento y eficacia, considerándose que cumple con el fin al que va perseguido con una unidad de producto	20	0,031185												
1	4	SU.PC.SANI.01.05.00.020000	B39223	JERINGA CONO LUER 20ml.-Tipo de Conexión:luer;	0,053361	21,00 %	194800	IBERIAN CARE 2016, S.L.		REF: S2PL20 CIP: 1001535274 80	Oferta buena, cumple características técnicas solicitadas, considerándose que aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, y rendimiento y eficacia, considerándose que cumple con el fin al que va perseguido con una unidad de producto	20	0,047992												
1				VALORACIÓN TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 1				IBERIAN CARE 2016, S.L.				20	196,603,08	185.031,50	5,89%	18	137.622,16	NO	Plazo de entrega ordinario 24 horas	15	Presenta declaración responsable, ISO 14001:2015 y Certificado FSC Chain of Custody en vigor. El certificado oficial expedido por SGS, en vigor, a nombre de Iberian Care es uno de los documentos válidos solicitados en el criterio de adjudicación medioambiental y presenta el siguiente alcance: FSCTM Chain-of-Custody. The company was assessed against the following standards: FSC-STD-40-004 V3-1 - Chain of Custody Certification. FSC-STD-50-001 Requirements for use of the FSC trademarks by Certificate Holders for the products detailed in the scope below: Compra de cajas de cartón FSC 100%, FSC MIX y FSC Reciclado para el envío de productos sanitarios, por el sistema de transferencia	5	58	IBERIAN CARE 2016, S.L.	
2	5	SU.PC.SANI.01.05.00.200000	D91369	JERINGA 2-3ml. PRECARGADA CON CLORURO SÓDICO AL 0,9%-Tipo de Conexión:luer-lock;Capacidad de la jeringa ml:[3];Esterilidad:Sólo interna;	0,249018	21,00 %	32600	AMEVISA, S.A.		REF: FL0305N CIP:1001612 60896	Oferta muy buena, cumple características técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de el producto no presenta dificultades para su utilización el embolo se desliza bien. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para pacientes ni profesionales, el cuerpo de la jeringa es totalmente transparente, lo que se puede valorar adecuadamente la transparencia del líquido. Rendimiento y eficacia son adecuadas consiguiendo la finalidad perseguida con una sola unidad de producto.	40	0,242												
2	6	SU.PC.SANI.01.05.00.200002	D91467	JERINGA 10ml PRECARGADA CON CLORURO SÓDICO AL 0,9%-Tipo de Conexión:luer-lock;Esterilidad:Sólo interna;	0,302379	21,00 %	167400	AMEVISA, S.A.		REF: FL1010N CIP:1001612 60997	Oferta muy buena, cumple características técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de el producto no presenta dificultades para su utilización el embolo se desliza bien. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para pacientes ni profesionales, el cuerpo de la jeringa es totalmente transparente, lo que se puede valorar adecuadamente la transparencia del líquido. Rendimiento y eficacia son adecuadas consiguiendo la finalidad perseguida con una sola unidad de producto.	40	0,29645												
2	5	SU.PC.SANI.01.05.00.200000	D91369	JERINGA 2-3ml. PRECARGADA CON CLORURO SÓDICO AL 0,9%-Tipo de Conexión:luer-lock;Capacidad de la jeringa ml:[3];Esterilidad:Sólo interna;	0,249018	21,00 %	32600	BECTON DICKINSON S.A.U		REF:306573 CIP:1000295 89370	Oferta buena, cumple características técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su utilización el embolo se desliza bien. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para pacientes ni profesionales, el cuerpo de la jeringa no es transparente, si no que es translucido lo que puede llevar a no poder valorar adecuadamente la transparencia del líquido. Rendimiento y eficacia son adecuadas consiguiendo la finalidad perseguida con una sola unidad de producto.	20	0,249018												

Código:	6hWMS716PFIRMAI rUnPWR5I2DXU8r3	Fecha	09/02/2024
Firmado Por	FRANCISCO DE ASIS TRIVIÑO TARRADAS	Página	1/39
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/		



ANEXO A RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN PAAM 4/23

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIONGC	precio unitario C/IVA	IVA	Unidades licitación 2 años	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos	OFERTA ECONÓMICA IVA INCLUIDO	Importe licitación Agrupación de lote	Importe oferta Agrupación de lote (iva incluido)	% bajada	PUNTUACIÓN OFERTA ECONÓMICA	Limite baja anormal	Baja anormal	PLAZO DE ENTREGA	PUNTOS PLAZO ENTREGA	CRITERIO MEDIOAMBIENTAL	Puntuación criterio medioambiental	PUNTUACIÓN TOTAL	ADJUDICATARIO PROPUESTO	
2	6	SU.PC.SANI.01.05.00.200002	D91467	JERINGA 10ml PRECARGADA CON CLORURO SÓDICO AL 0,9%-Tipo de Conexión:luer-lock;Esterilidad:Sólo interna;	0,302379	21,00 %	167400	BECTON DICKINSON S.A.U		REF:306575 CIP:100029600099	Oferta buena, cumple características técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de el producto no presenta dificultades para su utilización el embolo se desliza bien. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para pacientes ni profesionales, el cuerpo de la jeringa no es transparente, si no que es translucido lo que puede llevar a no poder valorar adecuadamente la transparencia del líquido. Rendimiento y eficacia son adecuadas consiguiendo la finalidad perseguida con una sola unidad de producto.	20	0,302379													
2	5	SU.PC.SANI.01.05.00.200000	D91369	JERINGA 2-3ml. PRECARGADA CON CLORURO SÓDICO AL 0,9%-Tipo de Conexión:luer-lock;Capacidad de la jeringa ml:[3];Esterilidad:Sólo interna;	0,249018	21,00 %	32600	GAMMA SOLUTIONS HEALTH, S.L.		REF: catheflush3 ml	Oferta muy buena, cumple características técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de el producto no presenta dificultades para su utilización el embolo se desliza bien. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para pacientes ni profesionales, el cuerpo de la jeringa es totalmente transparente, lo que se puede valorar adecuadamente la transparencia del líquido. Rendimiento y eficacia son adecuadas consiguiendo la finalidad perseguida con una sola unidad de producto.	40	0,2073													
2	6	SU.PC.SANI.01.05.00.200002	D91467	JERINGA 10ml PRECARGADA CON CLORURO SÓDICO AL 0,9%-Tipo de Conexión:luer-lock;Esterilidad:Sólo interna;	0,302379	21,00 %	167400	GAMMA SOLUTIONS HEALTH, S.L.		REF: catheflush10 ml	Oferta muy buena, cumple características técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de el producto no presenta dificultades para su utilización el embolo se desliza bien. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para pacientes ni profesionales, el cuerpo de la jeringa es totalmente transparente, lo que se puede valorar adecuadamente la transparencia del líquido. Rendimiento y eficacia son adecuadas consiguiendo la finalidad perseguida con una sola unidad de producto.	40	0,2602													
2	5	SU.PC.SANI.01.05.00.200000	D91369	JERINGA 2-3ml. PRECARGADA CON CLORURO SÓDICO AL 0,9%-Tipo de Conexión:luer-lock;Capacidad de la jeringa ml:[3];Esterilidad:Sólo interna;	0,249018	21,00 %	32600	GARRIC MEDICA, S.L.		REF: 90311 CIP: 100147961458	Oferta muy buena, cumple características técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de el producto no presenta dificultades para su utilización el embolo se desliza bien. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para pacientes ni profesionales, el cuerpo de la jeringa es totalmente transparente, lo que se puede valorar adecuadamente la transparencia del líquido. Rendimiento y eficacia son adecuadas consiguiendo la finalidad perseguida con una sola unidad de producto.	40	0,19													
2	6	SU.PC.SANI.01.05.00.200002	D91467	JERINGA 10ml PRECARGADA CON CLORURO SÓDICO AL 0,9%-Tipo de Conexión:luer-lock;Esterilidad:Sólo interna;	0,302379	21,00 %	167400	GARRIC MEDICA, S.L.		REF: 90318 CIP: 100147962367	Oferta muy buena, cumple características técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de el producto no presenta dificultades para su utilización el embolo se desliza bien. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para pacientes ni profesionales, el cuerpo de la jeringa es totalmente transparente, lo que se puede valorar adecuadamente la transparencia del líquido. Rendimiento y eficacia son adecuadas consiguiendo la finalidad perseguida con una sola unidad de producto.	40	0,23													
2	5	SU.PC.SANI.01.05.00.200000	D91369	JERINGA 2-3ml. PRECARGADA CON CLORURO SÓDICO AL 0,9%-Tipo de Conexión:luer-lock;Capacidad de la jeringa ml:[3];Esterilidad:Sólo interna;	0,249018	21,00 %	32600	IBERIAN CARE 2016, S.L.		REF:FL0305 N CIP: 100158869934	Oferta muy buena, cumple características técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de el producto no presenta dificultades para su utilización el embolo se desliza bien. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para pacientes ni profesionales, el cuerpo de la jeringa es totalmente transparente, lo que se puede valorar adecuadamente la transparencia del líquido. Rendimiento y eficacia son adecuadas consiguiendo la finalidad perseguida con una sola unidad de producto.	40	0,241556													
2	6	SU.PC.SANI.01.05.00.200002	D91467	JERINGA 10ml PRECARGADA CON CLORURO SÓDICO AL 0,9%-Tipo de Conexión:luer-lock;Esterilidad:Sólo interna;	0,302379	21,00 %	167400	IBERIAN CARE 2016, S.L.		REF: FL1010N CIP: 100158879036	Oferta muy buena, cumple características técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de el producto no presenta dificultades para su utilización el embolo se desliza bien. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para pacientes ni profesionales, el cuerpo de la jeringa es totalmente transparente, lo que se puede valorar adecuadamente la transparencia del líquido. Rendimiento y eficacia son adecuadas consiguiendo la finalidad perseguida con una sola unidad de producto.	40	0,274890													
2				VALORACIÓN TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 2				AMEVISA, S.A.				40		58.736,23	57.514,93	2,08%	9		NO	ORD: 48 HORAS URG: 24 HORAS	15	Presenta Declaración responsable de FyF a favor de Amevisa, Declaración responsable de Amevisa y Política ambiental. No es uno de los certificados oficiales válidos solicitados en el criterio de adjudicación	0	64		

Código:	6hWMS716PFIRMAI rUnPWR5I2DXU8r3	Fecha	09/02/2024
Firmado Por	FRANCISCO DE ASIS TRIVIÑO TARRADAS	Página	2/39
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/		



ANEXO A RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN PAAM 4/23

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIONGC	precio unitario C/IVA	IVA	Unidades licitación 2 años	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos	OFERTA ECONÓMICA IVA INCLUIDO	Importe licitación Agrupación de lote	Importe oferta Agrupación de lote (iva incluido)	% bajada	PUNTUACIÓN OFERTA ECONÓMICA	Limite baja anormal	Baja anormal	PLAZO DE ENTREGA	PUNTOS PLAZO ENTREGA	CRITERIO MEDIOAMBIENTAL	Puntuación criterio medioambiental	PUNTUACIÓN TOTAL	ADJUDICATARIO PROPUESTO	
2				VALORACIÓN TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 2				BECTON DICKINSON S.A.U				20		58.736,23	58.736,23	0,00%	0		NO	ORD: 48 HORAS URG: 24 HORAS	15	Presenta declaración responsable y declaración responsable a nombre de Embecta.No es uno de los certificados oficiales válidos solicitados en el criterio de adjudicación	0	35		
2				VALORACIÓN TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 2				GAMMA SOLUTIONS HEALTH, S.L				40		58.736,23	50.315,46	14,34%	36,00		NO	48 HORAS	15	No aporta documentación	0	91,00		
2				VALORACIÓN TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 2				GARRIC MEDICA, S.L				40		58.736,23	44.696,00	23,90%	40		NO	24 HORAS	15	No aporta documentación	0	95	GARRIC MEDICA, S.L	
2				VALORACIÓN TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 2				IBERIAN CARE 2016, S.L				40		58.736,23	53.891,31	8,25%	27	39.773,09	NO	Plazo de entrega ordinario 24 horas	15	Presenta declaración responsable, ISO 14001:2015 y Certificado FSC Chain of Custody en vigor.El certificado oficial expedido por SGS, en vigor, a nombre de Iberian Care es uno de los documentos válidos solicitados en el criterio de adjudicación medioambiental y presenta el siguiente alcance: FSCTM Chain-of-Custody. The company was assessed against the following standards. FSC-STD-40-004 V3-1 - Chain of Custody Certification. FSC-STD-50-001 Requirements for use of the FSC trademarks by Certificate Holders for the products detailed in the scope below: Compra de cajas de cartón FSC 100%, FSC MIX y FSC Reciclado para el envío de productos sanitarios, por el sistema de transferencia	5	87		
3	7	SU.PC.SANI.01.05.00.301000	B48079	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 1ml.-Tipo de Conexión:uer-lock;	0,526749	21,00 %	27400	AMEVISA, S.A.		REF-CH0300 3LL CIP:1001289 23354	Oferta muy buena, cumple característica técnicas solicitadas. Considerándose que aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización no presenta dificultades para su uso el embolo se desliza con mucha suavidad lo que garantiza la precisión en su uso. En cuanto a seguridad de uso y resultados no aporta riesgos asociados, la graduación de la jeringa esta expresada en centésimas de ml, estando todas ellas marcadas. Tiene serigrafiado en la jeringa libre de látex. Rendimiento y eficacia son adecuadas consiguiendo la finalidad perseguida con una sola unidad de producto.	40	0,3025													
3	8	SU.PC.SANI.01.05.00.302000	B38279	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 2-3ml.-Tipo de Conexión:uer-lock;	0,090714	21,00 %	11000	AMEVISA, S.A.		REF-CH0300 3LL CIP:1001612 58673	Oferta muy buena, cumple características técnicas solicitadas. Considerándose que aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización no presenta dificultades para su uso el embolo se desliza con mucha suavidad lo que garantiza la precisión en su uso. En cuanto a seguridad de uso y resultados no aporta riesgos asociados, la graduación de la jeringa esta graduada de decima en decima de ml, identificado hasta 3 ml. Rendimiento y eficacia son adecuadas consiguiendo la finalidad perseguida con una sola unidad de producto.	40	0,0605													
3	9	SU.PC.SANI.01.05.00.305000	B39226	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 5ml.-Tipo de Conexión:uer-lock;	0,034049	21,00 %	67200	AMEVISA, S.A.		REF-CH0300 5LL CIP:1001612 58774	Oferta muy buena, cumple características técnicas solicitadas. Considerándose que aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización no presenta dificultades para su uso el embolo se desliza con mucha suavidad lo que garantiza la precisión en su uso. En cuanto a seguridad de uso y resultados no aporta riesgos asociados, la graduación de la jeringa esta graduada en 0,2 decimas de ml. Rendimiento y eficacia son adecuadas consiguiendo la finalidad perseguida con una sola unidad de producto.	40	0,034001													
3	10	SU.PC.SANI.01.05.00.310000	B39227	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 10ml.-Tipo de Conexión:uer-lock;	0,122603	21,00 %	74000	AMEVISA, S.A.		REF-CH0301 0LL CIP:1001612 58875	Oferta muy buena, cumple características técnicas solicitadas. Considerándose que aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización no presenta dificultades para su uso el embolo se desliza con mucha suavidad lo que garantiza la precisión en su uso. En cuanto a seguridad de uso y resultados no aporta riesgos asociados, la graduación de la jeringa esta graduada en 0,2 decimas de ml. Rendimiento y eficacia son adecuadas consiguiendo la finalidad perseguida con una sola unidad de producto.	40	0,0847													
3	11	SU.PC.SANI.01.05.00.320000	B38100	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 20ml.-Tipo de Conexión:uer;	0,10164	21,00 %	462600	AMEVISA, S.A.		REF-CH0302 0LE CIP:1001612 58976	Oferta buena, cumple características técnicas solicitadas. Considerándose que aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización no presenta dificultades para su uso el embolo se desliza con mucha suavidad lo que garantiza la precisión en su uso. En cuanto a seguridad de uso y resultados no aporta riesgos asociados, la graduación de la jeringa esta graduada de 1 en 1 ml. Rendimiento y eficacia son adecuadas consiguiendo la finalidad perseguida con una sola unidad de producto.	20	0,101519													

Código:	6hWMS716PFIRMAI rUnPWR5I2DXU8r3	Fecha	09/02/2024
Firmado Por	FRANCISCO DE ASIS TRIVIÑO TARRADAS	Página	3/39
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/		



ANEXO A RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN PAAM 4/23

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIONGC	precio unitario C/IVA	IVA	Unidades licitacion 2 años	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos	OFERTA ECONÓMICA IVA INCLUIDO	Importe licitación Agrupación de lote	Importe oferta Agrupación de lote (iva incluido)	% bajada	PUNTUACIÓN OFERTA ECONÓMICA	Limite baja anormal	Baja anormal	PLAZO DE ENTREGA	PUNTOS PLAZO ENTREGA	CRITERIO MEDIOAMBIENTAL	Puntuación criterio medioambiental	PUNTUACIÓN TOTAL	ADJUDICATARIO PROPUESTO	
3	12	SU.PC.SANI.01.05.00.320000	B39228	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 20ml.-Tipo de Conexión:luer-lock;	0,241268	21,00 %	41600	AMEVISA, S.A.		REF:CH0302 OLL CIP:1001612 59289	Oferta buena, cumple características técnicas solicitadas. Considerándose que aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización no presenta dificultades para su uso el embolo se desliza con mucha suavidad lo que garantiza la precisión en su uso. En cuanto a seguridad de uso y resultados no aporta riesgos asociados, la graduación de la jeringa esta graduada de 1 en 1 ml. Rendimiento y eficacia son adecuadas consiguiendo la finalidad perseguida con una sola unidad de producto.	20	0,1331													
3	7	SU.PC.SANI.01.05.00.301000	B48079	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 1ml.-Tipo de Conexión:luer-lock;	0,526749	21,00 %	27400	IBERIAN CARE 2016, S.L.		REF: S3PLL1C CIP: 1001588781 27	Oferta apta, cumple características técnicas solicitadas. Considerándose que no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización no presenta dificultades para su uso presenta menor suavidad en el embolo que la oferta de AMEVISA por lo que puede ser menos precisa en su uso. En cuanto a seguridad de uso y resultados no aporta riesgos asociados, la graduación de la jeringa no esta expresada en centésimas de ml, si no que esta expresada en rangos de 0,05 ml. Por lo que no garantiza tanta precisión. No tiene serigrafado en la jeringa libre de látex. Rendimiento y eficacia son adecuadas consiguiendo la finalidad perseguida con una sola unidad de producto.	0														
3	8	SU.PC.SANI.01.05.00.302000	B38279	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 2-3ml.-Tipo de Conexión:luer-lock;	0,090714	21,00 %	11000	IBERIAN CARE 2016, S.L.		REF: S3PLL2C CIP: 1001588784 20	Oferta buena, cumple características técnicas solicitadas. Considerándose que aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización no presenta dificultades para su uso el embolo se desliza con mucha suavidad lo que garantiza la precisión en su uso. En cuanto a seguridad de uso y resultados no aporta riesgos asociados, la graduación de la jeringa esta graduada de decima en decima de ml, identificado hasta 2 ml en lugar de hasta 3 ml como las otras ofertas. Rendimiento y eficacia son adecuadas consiguiendo la finalidad perseguida con una sola unidad de producto.	20														
3	9	SU.PC.SANI.01.05.00.305000	B39226	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 5ml.-Tipo de Conexión:luer-lock;	0,034049	21,00 %	67200	IBERIAN CARE 2016, S.L.		REF: S3PLL5C CIP:1001588 69035	Oferta muy buena, cumple características técnicas solicitadas. Considerándose que aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización no presenta dificultades para su uso el embolo se desliza con mucha suavidad lo que garantiza la precisión en su uso. En cuanto a seguridad de uso y resultados no aporta riesgos asociados, la graduación de la jeringa esta graduada en 0,2 decimas de ml. Rendimiento y eficacia son adecuadas consiguiendo la finalidad perseguida con una sola unidad de producto.	40														
3	10	SU.PC.SANI.01.05.00.310000	B39227	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 10ml.-Tipo de Conexión:luer-lock;	0,122603	21,00 %	74000	IBERIAN CARE 2016, S.L.		REF: S3PLL10C CIP: 1001588686 21	Oferta apta, cumple características técnicas solicitadas. Considerándose que no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización no presenta dificultades para su uso el embolo se desliza con mucha suavidad lo que garantiza la precisión en su uso. En cuanto a seguridad de uso y resultados no aporta riesgos asociados, la graduación de la jeringa esta graduada en 0,5 decimas de ml a diferencia de las otras ofertas, por lo que es menos precisa. Rendimiento y eficacia son adecuadas consiguiendo la finalidad perseguida con una sola unidad de producto.	0														
3	11	SU.PC.SANI.01.05.00.320000	B38100	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 20ml.-Tipo de Conexión:luer;	0,10164	21,00 %	462600	IBERIAN CARE 2016, S.L.		REF: S3PL20 CIP: 1001503367 51	Oferta buena, cumple características técnicas solicitadas. Considerándose que aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización no presenta dificultades para su uso el embolo se desliza con mucha suavidad lo que garantiza la precisión en su uso. En cuanto a seguridad de uso y resultados no aporta riesgos asociados, la graduación de la jeringa esta graduada de 1 en 1 ml. Rendimiento y eficacia son adecuadas consiguiendo la finalidad perseguida con una sola unidad de producto.	20														
3	12	SU.PC.SANI.01.05.00.320000	B39228	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 20ml.-Tipo de Conexión:luer-lock;	0,241268	21,00 %	41600	IBERIAN CARE 2016, S.L.		REF: S3PLL20C CIP: 1001588688 23	Oferta buena, cumple características técnicas solicitadas. Considerándose que aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización no presenta dificultades para su uso el embolo se desliza con mucha suavidad lo que garantiza la precisión en su uso. En cuanto a seguridad de uso y resultados no aporta riesgos asociados, la graduación de la jeringa esta graduada de 1 en 1 ml. Rendimiento y eficacia son adecuadas consiguiendo la finalidad perseguida con una sola unidad de producto.	20														

Código:	6hWMS716PFIRMAI rUnPWR5I2DXU8r3	Fecha	09/02/2024
Firmado Por	FRANCISCO DE ASIS TRIVIÑO TARRADAS	Página	4/39
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/		



ANEXO A RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN PAAM 4/23

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIONGC	precio unitario C/IVA	IVA	Unidades licitación 2 años	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos	OFERTA ECONÓMICA IVA INCLUIDO	Importe licitación Agrupación de lote	Importe oferta Agrupación de lote (iva incluido)	% bajada	PUNTUACIÓN OFERTA ECONÓMICA	Limite baja anormal	Baja anormal	PLAZO DE ENTREGA	PUNTOS PLAZO ENTREGA	CRITERIO MEDIOAMBIENTAL	Puntuación criterio medioambiental	PUNTUACIÓN TOTAL	ADJUDICATARIO PROPUESTO				
3	7	SU.PC.SANI.01.05.00.301000	B48079	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 1ml.-Tipo de Conexión:Juer-lock;	0,526749	21,00 %	27400	NACATUR 2 ESPAÑA, S.L.		REF: CCAR00103000 CIP: 100129162864	Oferta muy buena, cumple característica técnicas solicitadas. Considerándose que aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización no presenta dificultades para su uso el embolo se desliza con mucha suavidad lo que garantiza la precisión en su uso. En cuanto a seguridad de uso y resultados no aporta riesgos asociados, la graduación de la jeringa esta expresada en centésimas de ml, estando todas ellas marcadas. Tiene serigrafado en la jeringa libre de látex. Rendimiento y eficacia son adecuadas consiguiendo la finalidad perseguida con una sola unidad de producto.	40	0,03993																
3	8	SU.PC.SANI.01.05.00.302000	B38279	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 2-3ml.-Tipo de Conexión:Juer-lock;	0,090714	21,00 %	11000	NACATUR 2 ESPAÑA, S.L.		REF: CCAR00303000 CIP: 100081273149	Oferta muy buena, cumple características técnicas solicitadas. Considerándose que aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización no presenta dificultades para su uso el embolo se desliza con mucha suavidad lo que garantiza la precisión en su uso. En cuanto a seguridad de uso y resultados no aporta riesgos asociados, la graduación de la jeringa esta graduada de decima en decima de ml, identificado hasta 3 ml. Rendimiento y eficacia son adecuadas consiguiendo la finalidad perseguida con una sola unidad de producto.	40	0,04598																
3	9	SU.PC.SANI.01.05.00.305000	B39226	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 5ml.-Tipo de Conexión:Juer-lock;	0,034049	21,00 %	67200	NACATUR 2 ESPAÑA, S.L.		REF: CCAR00503000 CIP: 100081273442	Oferta muy buena, cumple características técnicas solicitadas. Considerándose que aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización no presenta dificultades para su uso el embolo se desliza con mucha suavidad lo que garantiza la precisión en su uso. En cuanto a seguridad de uso y resultados no aporta riesgos asociados, la graduación de la jeringa esta graduada en 0,2 decimas de ml. Rendimiento y eficacia son adecuadas consiguiendo la finalidad perseguida con una sola unidad de producto.	40	0,03352																
3	10	SU.PC.SANI.01.05.00.310000	B39227	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 10ml.-Tipo de Conexión:Juer-lock;	0,122603	21,00 %	74000	NACATUR 2 ESPAÑA, S.L.		REF: CCAR01003000 CIP: 100081267289	Oferta muy buena, cumple características técnicas solicitadas. Considerándose que aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización no presenta dificultades para su uso el embolo se desliza con mucha suavidad lo que garantiza la precisión en su uso. En cuanto a seguridad de uso y resultados no aporta riesgos asociados, la graduación de la jeringa esta graduada en 0,2 decimas de ml. Rendimiento y eficacia son adecuadas consiguiendo la finalidad perseguida con una sola unidad de producto.	40	0,06776																
3	11	SU.PC.SANI.01.05.00.320000	B38100	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 20ml.-Tipo de Conexión:Juer;	0,10164	21,00 %	462600	NACATUR 2 ESPAÑA, S.L.		REF: CCAR02001000 CIP: 100152427277	Oferta buena, cumple características técnicas solicitadas. Considerándose que aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización no presenta dificultades para su uso el embolo se desliza con mucha suavidad lo que garantiza la precisión en su uso. En cuanto a seguridad de uso y resultados no aporta riesgos asociados, la graduación de la jeringa esta graduada de 1 en 1 ml. Rendimiento y eficacia son adecuadas consiguiendo la finalidad perseguida con una sola unidad de producto.	20	0,07139																
3	12	SU.PC.SANI.01.05.00.320000	B39228	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 20ml.-Tipo de Conexión:Juer-lock;	0,241268	21,00 %	41600	NACATUR 2 ESPAÑA, S.L.		REF: CCAR02003000 CIP: 100081267784	Oferta buena, cumple características técnicas solicitadas. Considerándose que aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización no presenta dificultades para su uso el embolo se desliza con mucha suavidad lo que garantiza la precisión en su uso. En cuanto a seguridad de uso y resultados no aporta riesgos asociados, la graduación de la jeringa esta graduada de 1 en 1 ml. Rendimiento y eficacia son adecuadas consiguiendo la finalidad perseguida con una sola unidad de producto.	20	0,10648																
3	7	SU.PC.SANI.01.05.00.301000	B48079	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 1ml.-Tipo de Conexión:Juer-lock;	0,526749	21,00 %	27400	PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.		REF: 1MLLL CIP: 100161266452	Oferta buena, cumple características técnicas solicitadas. Considerándose que aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización no presenta dificultades para su uso presenta menor suavidad en el embolo que la oferta de AMEVIISA por lo que puede ser menos precisa en su uso. En cuanto a seguridad de uso y resultados no aporta riesgos asociados, la graduación de la jeringa esta expresada en centésimas de ml, pero a diferencia de la oferta de AMEVIISA y NACATUR están marcadas de 0,02 en 0,02. Rendimiento y eficacia son adecuadas consiguiendo la finalidad perseguida con una sola unidad de producto.	20	0,0363																

Código:	6hwMS716PFIRMAI rUnPWR5I2DXU8r3	Fecha	09/02/2024
Firmado Por	FRANCISCO DE ASIS TRIVIÑO TARRADAS	Página	5/39
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/		



ANEXO A RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN PAAM 4/23

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIONGC	precio unitario C/IVA	IVA	Unidades licitación 2 años	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos	OFERTA ECONÓMICA IVA INCLUIDO	Importe licitación Agrupación de lote	Importe oferta Agrupación de lote (iva incluido)	% bajada	PUNTUACIÓN OFERTA ECONÓMICA	Limite baja anormal	Baja anormal	PLAZO DE ENTREGA	PUNTOS PLAZO ENTREGA	CRITERIO MEDIOAMBIENTAL	Puntuación criterio medioambiental	Puntuación TOTAL	ADJUDICATARIO PROPUESTO	
3	8	SU.PC.SANI.01.05.00.302000	B38279	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 2-3ml.-Tipo de Conexión:luer-lock;	0,090714	21,00 %	11000	PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.		REF: 3MLLL CIP: 1001574300 01	Oferta muy buena, cumple características técnicas solicitadas. Considerándose que aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización no presenta dificultades para su uso el embolo se desliza con mucha suavidad lo que garantiza la precisión en su uso. En cuanto a seguridad de uso y resultados no aporta riesgos asociados, la graduación de la jeringa esta graduada de decima en decima de ml, identificado hasta 3 ml. Rendimiento y eficacia son adecuadas consiguiendo la finalidad perseguida con una sola unidad de producto.	40	0,0484													
3	9	SU.PC.SANI.01.05.00.305000	B39226	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 5ml.-Tipo de Conexión:luer-lock;	0,034049	21,00 %	67200	PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.		REF:5MLLL CIP: 1001574301 02	Oferta muy buena, cumple características técnicas solicitadas. Considerándose que aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización no presenta dificultades para su uso el embolo se desliza con mucha suavidad lo que garantiza la precisión en su uso. En cuanto a seguridad de uso y resultados no aporta riesgos asociados, la graduación de la jeringa esta graduada en 0,2 decimas de ml. Rendimiento y eficacia son adecuadas consiguiendo la finalidad perseguida con una sola unidad de producto.	40	0,0726													
3	10	SU.PC.SANI.01.05.00.310000	B39227	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 10ml.-Tipo de Conexión:luer-lock;	0,122603	21,00 %	74000	PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.		REF: 10MLLL CIP: 1000133320 76	Oferta muy buena, cumple características técnicas solicitadas. Considerándose que aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización no presenta dificultades para su uso el embolo se desliza con mucha suavidad lo que garantiza la precisión en su uso. En cuanto a seguridad de uso y resultados no aporta riesgos asociados, la graduación de la jeringa esta graduada en 0,2 decimas de ml. Rendimiento y eficacia son adecuadas consiguiendo la finalidad perseguida con una sola unidad de producto.	40	0,07744													
3	11	SU.PC.SANI.01.05.00.320000	B38100	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 20ml.-Tipo de Conexión:luer;	0,10164	21,00 %	462600	PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.		REF: 20ML CIP: 1000136818 99	Oferta buena, cumple características técnicas solicitadas. Considerándose que aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización no presenta dificultades para su uso el embolo se desliza con mucha suavidad lo que garantiza la precisión en su uso. En cuanto a seguridad de uso y resultados no aporta riesgos asociados, la graduación de la jeringa esta graduada de 1 en 1 ml. Rendimiento y eficacia son adecuadas consiguiendo la finalidad perseguida con una sola unidad de producto.	20	0,085668													
3	12	SU.PC.SANI.01.05.00.320000	B39228	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 20ml.-Tipo de Conexión:luer-lock;	0,241268	21,00 %	41600	PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.		REF: 20MLL CIP: 1001574299 9	Oferta buena, cumple características técnicas solicitadas. Considerándose que aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización no presenta dificultades para su uso el embolo se desliza con mucha suavidad lo que garantiza la precisión en su uso. En cuanto a seguridad de uso y resultados no aporta riesgos asociados, la graduación de la jeringa esta graduada de 1 en 1 ml. Rendimiento y eficacia son adecuadas consiguiendo la finalidad perseguida con una sola unidad de producto.	20	0,16456													
3				VALORACIÓN TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 3				AMEVISA, S.A.				26,391		83.846,90	57.856,46	31,00%	36,93		NO	ORD: 48 HORAS URG: 24 HORAS	15	Presenta Declaración responsable de FyF a favor de Amevisa, Declaración responsable de Amevisa y Política ambiental. No es uno de los certificados oficiales válidos solicitados en el criterio de adjudicación	0	78,32		
3				VALORACIÓN TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 3				IBERIAN CARE 2016, S.L.				0	Excluido por no superar umbral mínimo en todos los lotes de la agrupación													
3				VALORACIÓN TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 3				NACATUR 2 ESPAÑA, S.L.				26,391		83.846,90	46.321,23	44,75%	40		NO	ORD: < O = 48 H. URG: 24 H.	15	Presenta declaración responsable y declaración responsable empresa Italiana Medicazione. No es uno de los certificados oficiales válidos solicitados en el criterio de adjudicación	0	81,39	NACATUR 2 ESPAÑA, S.L.	
3				VALORACIÓN TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 3				PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.				22,948		83.846,90	58.612,01	30,10%	36,72		NO	ORD: < 24/48 H. URG: < 24 H.	15	Presenta declaración responsable AFCC a favor de empresa Hinojosa Packaging de producto 100% reciclable, ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 ambas caducadas, declaración responsable empresa PMH y declaración responsable empresa Procartón. A pesar de que 2 de los certificados presentados son de solicitados para acreditar el criterio medioambiental, no presentan en su alcance el uso de papel/cartón reciclado ni que el plástico sea biodegradable y además están caducados	0	74,67		
4	13	SU.PC.SANI.01.05.02.302000	E27328	LINEA EXTENSION LUER-LOCK 50 100cm.-Longitud de la línea:[100-150];Tipo de conexión:m-h;	0,241395	21,00 %	40000	GARRIC MEDICA, S.L.		REF: 13187 CIP: 1001609745 03	Oferta no cumple las características técnicas solicitadas, se indica longitud de la línea [100-150], es decir de 100 a 149 porque el paréntesis no incluye la medida. Y la línea presentada es de 150.	-														

Código:	6hwMS716PFIRMAI rUnPWR5I2DXU8r3	Fecha	09/02/2024
Firmado Por	FRANCISCO DE ASIS TRIVIÑO TARRADAS	Página	6/39
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/		



ANEXO A RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN PAAM 4/23

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIONGC	precio unitario C/IVA	IVA	Unidades licitación 2 años	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos	OFERTA ECONÓMICA IVA INCLUIDO	Importe licitación Agrupación de lote	Importe oferta Agrupación de lote (iva incluido)	% bajada	PUNTUACIÓN OFERTA ECONÓMICA	Limite baja anormal	Baja anormal	PLAZO DE ENTREGA	PUNTOS PLAZO ENTREGA	CRITERIO MEDIOAMBIENTAL	Puntuación criterio medioambiental	PUNTUACIÓN TOTAL	ADJUDICATARIO PROPUESTO
4	14	SU.PC.SANI.01.05.02.302000	E27330	LINEA EXTENSION LUER-LOCK 50-100cm.-Longitud de la línea:[50-100];Tipo de conexión:m-h;	0,215985	21,00 %	22000	GARRIC MEDICA, S.L.		REF: 13185 CIP: 1001609743 01	Oferta no cumple las características técnicas solicitadas, se indica longitud de la línea [50-100], es decir de 50 a 99 porque el paréntesis no incluye la medida. Y la línea presentada es de 50.	-													
4	15	SU.PC.SANI.01.05.02.307000	E27325	LINEA EXTENSION LUER-LOCK 100-200cm.-Longitud de la línea:[150-300];Tipo de conexión:m-h;	0,317625	21,00 %	18400	GARRIC MEDICA, S.L.		REF:D1-200 CIP: 1001612672 60	Al ser una agrupación y no cumplir en los dos lotes anteriores no puede ser adjudicatario de la agrupación	-													
4	13	SU.PC.SANI.01.05.02.302000	E27328	LINEA EXTENSION LUER-LOCK 50-100cm.-Longitud de la línea:[100-150];Tipo de conexión:m-h;	0,241395	21,00 %	40000	OIARSO, S.COOP		REF: 131.10 CIP: 1000760094 70	Oferta buena, cumple características técnicas requeridas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, y rendimiento y eficacia considerando que cumple con el fin al que va destinado utilizando una unidad de producto.	20	0,19965												
4	14	SU.PC.SANI.01.05.02.302000	E27330	LINEA EXTENSION LUER-LOCK 50-100cm.-Longitud de la línea:[50-100];Tipo de conexión:m-h;	0,215985	21,00 %	22000	OIARSO, S.COOP		REF: 131.08 CIP: 1000759995 69	Oferta buena, cumple características técnicas requeridas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, y rendimiento y eficacia considerando que cumple con el fin al que va destinado utilizando una unidad de producto.	20	0,1815												
4	15	SU.PC.SANI.01.05.02.307000	E27325	LINEA EXTENSION LUER-LOCK 100-200cm.-Longitud de la línea:[150-300];Tipo de conexión:m-h;	0,317625	21,00 %	18400	OIARSO, S.COOP		REF: 131.15 CIP: 1000953237 64	Oferta buena, cumple características técnicas requeridas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, y rendimiento y eficacia considerando que cumple con el fin al que va destinado utilizando una unidad de producto.	20	0,2178												
4	13	SU.PC.SANI.01.05.02.302000	E27328	LINEA EXTENSION LUER-LOCK 50-100cm.-Longitud de la línea:[100-150];Tipo de conexión:m-h;	0,241395	21,00 %	40000	PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.		REF: 301.0294 CIP: 1001314877 57	Oferta buena, cumple características técnicas requeridas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, y rendimiento y eficacia considerando que cumple con el fin al que va destinado utilizando una unidad de producto.	20	0,2178												
4	14	SU.PC.SANI.01.05.02.302000	E27330	LINEA EXTENSION LUER-LOCK 50-100cm.-Longitud de la línea:[50-100];Tipo de conexión:m-h;	0,215985	21,00 %	22000	PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.		REF: 301.0330 CIP: 1000006484 58	Oferta buena, cumple características técnicas requeridas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, y rendimiento y eficacia considerando que cumple con el fin al que va destinado utilizando una unidad de producto.	20	0,1936												
4	15	SU.PC.SANI.01.05.02.307000	E27325	LINEA EXTENSION LUER-LOCK 100-200cm.-Longitud de la línea:[150-300];Tipo de conexión:m-h;	0,317625	21,00 %	18400	PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.		REF: 301.0300 CIP: 1000719783 51	Oferta buena, cumple características técnicas requeridas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, y rendimiento y eficacia considerando que cumple con el fin al que va destinado utilizando una unidad de producto.	20	0,2904												
4				VALORACIÓN TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 4				GARRIC MEDICA, S.L.				-	Excluido												
4				VALORACIÓN TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 4				OIARSO, S.COOP				20		20.251,77	15.986,52	21,06%	40		NO	ORD: < 24/48 H. URG: < DE 24 H.	15	No aporta documentación	0	75,00	OIARSO, S.COOP
4				VALORACIÓN TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 4				PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.				20		20.251,77	18.314,56	9,57%	30	12.862,91	NO	ORD: < 24/48 H. URG: < 24 H.	15	Presenta declaración responsable AFCC a favor de empresa Hinojosa Packaging de producto 100% reciclable, ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 ambas caducadas, declaración responsable empresa PMH y declaración responsable empresa Procartón. A pesar de que 2 de los certificados presentados son de solicitados para acreditar el criterio medioambiental, no presentan en su alcance el uso de papel/cartón reciclado ni que el plástico sea biodegradable y además están caducados	0	65,00	
5	16	SU.PC.SANI.01.05.00.800001	F18676	JERINGA C/ CONEXIÓN ESPECIFICA P/ ADMINISTR. ENTERAL 2-5ml.-Tipo de Conexión:Enfit;Capacidad de la jeringa ml:[5-5];	0,171518	21,00 %	16500	AMEBIL, S.L.		REF:LPE05 CIP: 1001221337 73	Oferta buena, cumple características técnicas requeridas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización émbolos suaves que permiten una adecuada carga y administración, es ergonómica con buen apoyo para los dedos. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados, no tienen tapón de cierre puede aumentar el riesgo de contaminaciones y de pérdidas de líquidos. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad de producto.	20													
5	17	SU.PC.SANI.01.05.00.800002	F18677	JERINGA C/ CONEXIÓN ESPECIFICA P/ ADMINISTR. ENTERAL 1ml.-Tipo de Conexión:Enfit;	0,343035	21,00 %	7000	AMEBIL, S.L.		REF: LPE011D CIP:1001221 33571	Oferta apta, cumple características técnicas requeridas y no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización émbolos suaves que permiten una adecuada carga y administración, es ergonómica con buen apoyo para los dedos. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados, no tienen tapón de cierre puede aumentar el riesgo de contaminaciones y de pérdidas de líquidos, además los números que indican la graduación son muy pequeños por lo que cuesta trabajo identificarlos y puede facilitar errores. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con	0													

Código:	6hWMS716PFIRMAI rUnPWR5I2DXU8r3	Fecha	09/02/2024
Firmado Por	FRANCISCO DE ASIS TRIVIÑO TARRADAS	Página	7/39
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/		



ANEXO A RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN PAAM 4/23

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIONGC	precio unitario C/IVA	IVA	Unidades licitacion 2 años	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos	OFERTA ECONÓMICA IVA INCLUIDO	Importe licitacion Agrupacion de lote	Importe oferta Agrupacion de lote (iva incluido)	% bajada	PUNTUACIÓN OFERTA ECONÓMICA	Limite baja anormal	Baja anormal	PLAZO DE ENTREGA	PUNTOS PLAZO ENTREGA	CRITERIO MEDIOAMBIENTAL	Puntuación criterio medioambiental	PUNTUACIÓN TOTAL	ADJUDICATARIO PROPUESTO	
5	18	SU.PC.SANI.01.05.00.800003	F18678	JERINGA C/ CONEXIÓN ESPECÍFICA P/ ADMINISTR. ENTERAL10ml.-Tipo de Conexión:Enfit;	0,20328	21,00 %	20600	AMEBIL, S.L.		REF:LPE10 CIP:100122123772	Oferta buena, cumple características técnicas requeridas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización émbolos suaves que permiten una adecuada carga y administración, es ergonómica con buen apoyo para los dedos. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados, no tienen tapón de cierre puede aumentar el riesgo de contaminaciones y de pérdidas de líquidos. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad de producto.	20														
5	19	SU.PC.SANI.01.05.00.800005	F02536	JERINGA C/ CONEXIÓN ESPECÍFICA P/ ADMINISTR. ENTERAL 50-60ml. NO ASOCIADAS A BOMBA-Tipo de Conexión:Enfit;	0,633842	21,00 %	53800	AMEBIL, S.L.		REF: LPE60 CIP: 100122133672	Oferta buena, cumple características técnicas requeridas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización émbolos suaves que permiten una adecuada carga y administración, es ergonómica con buen apoyo para los dedos. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados, no tienen tapón de cierre puede aumentar el riesgo de contaminaciones y de pérdidas de líquidos. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad de producto.	20														
5	16	SU.PC.SANI.01.05.00.800001	F18676	JERINGA C/ CONEXIÓN ESPECÍFICA P/ ADMINISTR. ENTERAL 2-5ml.-Tipo de Conexión:Enfit;Capacidad de la jeringa ml:[5-5];	0,171518	21,00 %	16500	FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A.		REF:900078 3LDT CIP: 100146175216	Oferta buena, cumple características técnicas requeridas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización émbolos suaves que permiten una adecuada carga y administración, es ergonómica con buen apoyo para los dedos. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados, no tienen tapón de cierre puede aumentar el riesgo de contaminaciones y de pérdidas de líquidos. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad de producto.	20	0,15730													
5	17	SU.PC.SANI.01.05.00.800002	F18677	JERINGA C/ CONEXIÓN ESPECÍFICA P/ ADMINISTR. ENTERAL 1ml.-Tipo de Conexión:Enfit;	0,343035	21,00 %	7000	FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A.		REF: 9000788LDT CIP: 100146174903	Oferta buena, cumple características técnicas requeridas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización émbolos suaves que permiten una adecuada carga y administración, es ergonómica con buen apoyo para los dedos. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados, no tienen tapón de cierre puede aumentar el riesgo de contaminaciones y de pérdidas de líquidos. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad de producto.	20	0,31460													
5	18	SU.PC.SANI.01.05.00.800003	F18678	JERINGA C/ CONEXIÓN ESPECÍFICA P/ ADMINISTR. ENTERAL10ml.-Tipo de Conexión:Enfit;	0,20328	21,00 %	20600	FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A.		REF:900078 4 CIP:100102472676	Oferta buena, cumple características técnicas requeridas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización émbolos suaves que permiten una adecuada carga y administración, es ergonómica con buen apoyo para los dedos. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados, no tienen tapón de cierre puede aumentar el riesgo de contaminaciones y de pérdidas de líquidos. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad de producto.	20	0,19965													
5	19	SU.PC.SANI.01.05.00.800005	F02536	JERINGA C/ CONEXIÓN ESPECÍFICA P/ ADMINISTR. ENTERAL 50-60ml. NO ASOCIADAS A BOMBA-Tipo de Conexión:Enfit;	0,633842	21,00 %	53800	FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A.		REF: 9000786 CIP:100102511074	Oferta buena, cumple características técnicas requeridas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización émbolos suaves que permiten una adecuada carga y administración, es ergonómica con buen apoyo para los dedos. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados, no tienen tapón de cierre puede aumentar el riesgo de contaminaciones y de pérdidas de líquidos. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad de producto.	20	0,47674													
5	16	SU.PC.SANI.01.05.00.800001	F18676	JERINGA C/ CONEXIÓN ESPECÍFICA P/ ADMINISTR. ENTERAL 2-5ml.-Tipo de Conexión:Enfit;Capacidad de la jeringa ml:[5-5];	0,171518	21,00 %	16500	GRIFOLS MOVACO, S.A		REF:SYR-055 CIP: 100140888817	Oferta buena, cumple características técnicas requeridas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización émbolos suaves que permiten una adecuada carga y administración, es ergonómica con buen apoyo para los dedos. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados, no tienen tapón de cierre puede aumentar el riesgo de contaminaciones y de pérdidas de líquidos. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad de producto.	20	0,1609													
5	17	SU.PC.SANI.01.05.00.800002	F18677	JERINGA C/ CONEXIÓN ESPECÍFICA P/ ADMINISTR. ENTERAL 1ml.-Tipo de Conexión:Enfit;	0,343035	21,00 %	7000	GRIFOLS MOVACO, S.A		REF: SYR-015 CIP: 100140888312	Oferta buena, cumple características técnicas requeridas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización émbolos suaves que permiten una adecuada carga y administración, es ergonómica con buen apoyo para los dedos. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados, no tienen tapón de cierre puede aumentar el riesgo de contaminaciones y de pérdidas de líquidos. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad de producto.	20	0,1575													

Código:	6hwMS716PFIRMAI rUnPWR5I2DXU8r3	Fecha	09/02/2024
Firmado Por	FRANCISCO DE ASIS TRIVIÑO TARRADAS	Página	8/39
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/		



ANEXO A RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN PAAM 4/23

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIONGC	precio unitario C/IVA	IVA	Unidades licitacion 2 años	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos	OFERTA ECONÓMICA IVA INCLUIDO	Importe licitacion Agrupacion de lote	Importe oferta Agrupacion de lote (iva incluido)	% bajada	PUNTUACIÓN OFERTA ECONÓMICA	Limite baja anormal	Baja anormal	PLAZO DE ENTREGA	PUNTOS PLAZO ENTREGA	CRITERIO MEDIOAMBIENTAL	Puntuación criterio medioambiental	PUNTUACIÓN TOTAL	ADJUDICATARIO PROPUESTO		
5	18	SU.PC.SANI.01.05.00.800003	F18678	JERINGA C/ CONEXIÓN ESPECIFICA P/ ADMINISTR. ENTERRAL10ml.-Tipo de Conexión:Enfit;	0,20328	21,00 %	20600	GRIFOLS MOVACO, SA		REF: SYR-105 CIP:100140889221	Oferta buena, cumple características técnicas requeridas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización émbolos suaves que permiten una adecuada carga y administración, es ergonómica con buen apoyo para los dedos. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados, no tienen tapón de cierre puede aumentar el riesgo de contaminaciones y de pérdidas de líquidos. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad de producto.	20	0,1796														
5	19	SU.PC.SANI.01.05.00.800005	F02536	JERINGA C/ CONEXIÓN ESPECIFICA P/ ADMINISTR. ENTERRAL 50-60ml. NO ASOCIADAS A BOMBA-Tipo de Conexión:Enfit;	0,633842	21,00 %	53800	GRIFOLS MOVACO, SA		REF: SYR-60S CIP: 100140889423	Oferta buena, cumple características técnicas requeridas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización émbolos suaves que permiten una adecuada carga y administración, es ergonómica con buen apoyo para los dedos. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados, no tienen tapón de cierre puede aumentar el riesgo de contaminaciones y de pérdidas de líquidos. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad de producto.	20	0,5082														
5	16	SU.PC.SANI.01.05.00.800001	F18676	JERINGA C/ CONEXIÓN ESPECIFICA P/ ADMINISTR. ENTERRAL 2-5ml.-Tipo de Conexión:Enfit;Capacidad de la jeringa ml:[5-5];	0,171518	21,00 %	16500	IBERIAN CARE 2016, S.L.		REF: ENFS05 CIP: 100159676087	Oferta buena, cumple características técnicas requeridas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización émbolos suaves que permiten una adecuada carga y administración, es ergonómica con buen apoyo para los dedos. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados, no tienen tapón de cierre puede aumentar el riesgo de contaminaciones y de pérdidas de líquidos. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad de producto.	20	0,132689														
5	17	SU.PC.SANI.01.05.00.800002	F18677	JERINGA C/ CONEXIÓN ESPECIFICA P/ ADMINISTR. ENTERRAL 1ml.-Tipo de Conexión:Enfit;	0,343035	21,00 %	7000	IBERIAN CARE 2016, S.L.		REF: ENFS01 CIP: 100159636386	Oferta apta, cumple características técnicas requeridas y no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización émbolos suaves que permiten una adecuada carga y administración, es ergonómica con buen apoyo para los dedos. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados, no tienen tapón de cierre puede aumentar el riesgo de contaminaciones y de pérdidas de líquidos, además los números que indican la graduación son muy pequeños por lo que cuesta trabajo identificarlos y puede facilitar errores. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad de producto.	0															
5	18	SU.PC.SANI.01.05.00.800003	F18678	JERINGA C/ CONEXIÓN ESPECIFICA P/ ADMINISTR. ENTERRAL10ml.-Tipo de Conexión:Enfit;	0,20328	21,00 %	20600	IBERIAN CARE 2016, S.L.		REF: ENFS10 CIP: 100159676188	Oferta buena, cumple características técnicas requeridas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización émbolos suaves que permiten una adecuada carga y administración, es ergonómica con buen apoyo para los dedos. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados, no tienen tapón de cierre puede aumentar el riesgo de contaminaciones y de pérdidas de líquidos. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad de producto.	20	0,161502														
5	19	SU.PC.SANI.01.05.00.800005	F02536	JERINGA C/ CONEXIÓN ESPECIFICA P/ ADMINISTR. ENTERRAL 50-60ml. NO ASOCIADAS A BOMBA-Tipo de Conexión:Enfit;	0,633842	21,00 %	53800	IBERIAN CARE 2016, S.L.		REF: ENFS60 CIP: 100159676481	Oferta buena, cumple características técnicas requeridas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización émbolos suaves que permiten una adecuada carga y administración, es ergonómica con buen apoyo para los dedos. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados, no tienen tapón de cierre puede aumentar el riesgo de contaminaciones y de pérdidas de líquidos. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad de producto.	20	0,373598														
5	16	SU.PC.SANI.01.05.00.800001	F18676	JERINGA C/ CONEXIÓN ESPECIFICA P/ ADMINISTR. ENTERRAL 2-5ml.-Tipo de Conexión:Enfit;Capacidad de la jeringa ml:[5-5];	0,171518	21,00 %	16500	LABORATORIOS CAIR ESPAÑA, S.L.U		REF: NCE05SE	Oferta buena, cumple características técnicas requeridas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización émbolos suaves que permiten una adecuada carga y administración, es ergonómica con buen apoyo para los dedos. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados, no tienen tapón de cierre puede aumentar el riesgo de contaminaciones y de pérdidas de líquidos. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad de producto.	20	0,151922														
5	17	SU.PC.SANI.01.05.00.800002	F18677	JERINGA C/ CONEXIÓN ESPECIFICA P/ ADMINISTR. ENTERRAL 1ml.-Tipo de Conexión:Enfit;	0,343035	21,00 %	7000	LABORATORIOS CAIR ESPAÑA, S.L.U		REF: NCE01SE	Oferta apta, cumple características técnicas requeridas y no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización émbolos suaves que permiten una adecuada carga y administración, es ergonómica con buen apoyo para los dedos. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados, no tienen tapón de cierre puede aumentar el riesgo de contaminaciones y de pérdidas de líquidos, además los números que indican la graduación son muy pequeños por lo que cuesta trabajo identificarlos y puede facilitar errores. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad de producto.	0															

Código:	6hWMS716PFIRMAI rUnPWR5I2DXU8r3		Fecha:	09/02/2024
Firmado Por	FRANCISCO DE ASIS TRIVIÑO TARRADAS		Página:	9/39
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/			



ANEXO A RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN PAAM 4/23

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIONGC	precio unitario C/IVA	IVA	Unidades licitación 2 años	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos	OFERTA ECONÓMICA IVA INCLUIDO	Importe licitación Agrupación de lote	Importe oferta Agrupación de lote (iva incluido)	% bajada	PUNTUACIÓN OFERTA ECONÓMICA	Limite baja anormal	Baja anormal	PLAZO DE ENTREGA	PUNTOS PLAZO ENTREGA	CRITERIO MEDIOAMBIENTAL	Puntuación criterio medioambiental	PUNTUACIÓN TOTAL	ADJUDICATARIO PROPUESTO		
5	18	SU.PC.SANI.01.05.00.800003	F18678	JERINGA C/ CONEXIÓN ESPECÍFICA P/ ADMINISTR. ENTERAL10ml.-Tipo de Conexión:Enfit;	0,20328	21,00 %	20600	LABORATORIOS CAIR ESPAÑA, S.L.U		REF: NCE105E	Oferta buena, cumple características técnicas requeridas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización émbolos suaves que permiten una adecuada carga y administración, es ergonómica con buen apoyo para los dedos. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados, no tienen tapón de cierre puede aumentar el riesgo de contaminaciones y de pérdidas de líquidos. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad de producto.	20	0,175449														
5	19	SU.PC.SANI.01.05.00.800005	F02536	JERINGA C/ CONEXIÓN ESPECÍFICA P/ ADMINISTR. ENTERAL 50-60ml. NO ASOCIADAS A BOMBA-Tipo de Conexión:Enfit;	0,633842	21,00 %	53800	LABORATORIOS CAIR ESPAÑA, S.L.U		REF: NCE505E	Oferta buena, cumple características técnicas requeridas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización émbolos suaves que permiten una adecuada carga y administración, es ergonómica con buen apoyo para los dedos. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados, no tienen tapón de cierre puede aumentar el riesgo de contaminaciones y de pérdidas de líquidos. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad de producto.	20	0,556086														
5	16	SU.PC.SANI.01.05.00.800001	F18676	JERINGA C/ CONEXIÓN ESPECÍFICA P/ ADMINISTR. ENTERAL 2-5ml.-Tipo de Conexión:Enfit;Capacidad de la jeringa ml:[5-5];	0,171518	21,00 %	16500	NACATUR 2 ESPAÑA, S.L.		REF: BCAR00504000 CIP: 100139284200	Oferta muy buena, cumple características técnicas requeridas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización émbolos suaves que permiten una adecuada carga y administración, es ergonómica con buen apoyo para los dedos. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados y tiene tapón de cierre que disminuye el riesgo de contaminaciones y de pérdidas de líquidos. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad de producto.	40	0,14520														
5	17	SU.PC.SANI.01.05.00.800002	F18677	JERINGA C/ CONEXIÓN ESPECÍFICA P/ ADMINISTR. ENTERAL 1ml.-Tipo de Conexión:Enfit;	0,343035	21,00 %	7000	NACATUR 2 ESPAÑA, S.L.		REF: BCAR00104000 CIP: 100139274704	Oferta muy buena, cumple características técnicas requeridas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización émbolos suaves que permiten una adecuada carga y administración, es ergonómica con buen apoyo para los dedos. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados y tiene tapón de cierre que disminuye el riesgo de contaminaciones y de pérdidas de líquidos. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad de producto.	40	0,31460														
5	18	SU.PC.SANI.01.05.00.800003	F18678	JERINGA C/ CONEXIÓN ESPECÍFICA P/ ADMINISTR. ENTERAL10ml.-Tipo de Conexión:Enfit;	0,20328	21,00 %	20600	NACATUR 2 ESPAÑA, S.L.		REF: BCAR01004000 CIP: 100139257732	Oferta muy buena, cumple características técnicas requeridas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización émbolos suaves que permiten una adecuada carga y administración, es ergonómica con buen apoyo para los dedos. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados y tiene tapón de cierre que disminuye el riesgo de contaminaciones y de pérdidas de líquidos. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad de producto.	40	0,19360														
5	19	SU.PC.SANI.01.05.00.800005	F02536	JERINGA C/ CONEXIÓN ESPECÍFICA P/ ADMINISTR. ENTERAL 50-60ml. NO ASOCIADAS A BOMBA-Tipo de Conexión:Enfit;	0,633842	21,00 %	53800	NACATUR 2 ESPAÑA, S.L.		REF: BCAR06004000 CIP: 100139283795	Oferta muy buena, cumple características técnicas requeridas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización émbolos suaves que permiten una adecuada carga y administración, es ergonómica con buen apoyo para los dedos. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados y tiene tapón de cierre que disminuye el riesgo de contaminaciones y de pérdidas de líquidos. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad de producto.	40	0,53240														
5	16	SU.PC.SANI.01.05.00.800001	F18676	JERINGA C/ CONEXIÓN ESPECÍFICA P/ ADMINISTR. ENTERAL 2-5ml.-Tipo de Conexión:Enfit;Capacidad de la jeringa ml:[5-5];	0,171518	21,00 %	16500	OJARSO, S.COOP		REF: EF005 CIP: 100128163075	Oferta muy buena, cumple características técnicas requeridas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización émbolos suaves que permiten una adecuada carga y administración, es ergonómica con buen apoyo para los dedos. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados y tiene tapón de cierre que disminuye el riesgo de contaminaciones y de pérdidas de líquidos. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad de producto.	40	0,16335														
5	17	SU.PC.SANI.01.05.00.800002	F18677	JERINGA C/ CONEXIÓN ESPECÍFICA P/ ADMINISTR. ENTERAL 1ml.-Tipo de Conexión:Enfit;	0,343035	21,00 %	7000	OJARSO, S.COOP		REF: EF001 CIP: 100128162863	Oferta muy buena, cumple características técnicas requeridas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización émbolos suaves que permiten una adecuada carga y administración, es ergonómica con buen apoyo para los dedos. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados y tiene tapón de cierre que disminuye el riesgo de contaminaciones y de pérdidas de líquidos. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad de producto.	40	0,1452														

Código:	6hWMS716PFIRMAI rUnPWR5I2DXU8r3	Fecha	09/02/2024
Firmado Por	FRANCISCO DE ASIS TRIVIÑO TARRADAS	Página	10/39
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/		



ANEXO A RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN PAAM 4/23

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIONGC	precio unitario C/IVA	IVA	Unidades licitacion 2 años	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos	OFERTA ECONÓMICA IVA INCLUIDO	Importe licitacion Agrupacion de lote	Importe oferta Agrupacion de lote (iva incluido)	% bajada	PUNTUACIÓN OFERTA ECONÓMICA	Limite baja anormal	Baja anormal	PLAZO DE ENTREGA	PUNTOS PLAZO ENTREGA	CRITERIO MEDIOAMBIENTAL	Puntuación criterio medioambiental	PUNTUACIÓN TOTAL	ADJUDICATARIO PROPUESTO		
5	18	SU.PC.SANI.01.05.00.800003	F18678	JERINGA C/ CONEXIÓN ESPECÍFICA P/ ADMINISTR. ENTERAL10ml.-Tipo de Conexión:Enfit;	0,20328	21,00 %	20600	OIARSO, S.COOP		REF: EF010 CIP: 100128163176	Oferta muy buena, cumple características técnicas requeridas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización émbolos suaves que permiten una adecuada carga y administración, es ergonómica con buen apoyo para los dedos. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados y tiene tapón de cierre que disminuye el riesgo de contaminaciones y de pérdidas de líquidos. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad de producto.	40	0,1936														
5	19	SU.PC.SANI.01.05.00.800005	F02536	JERINGA C/ CONEXIÓN ESPECÍFICA P/ ADMINISTR. ENTERAL 50-60ml. NO ASOCIADAS A BOMBA-Tipo de Conexión:Enfit;	0,633842	21,00 %	53800	OIARSO, S.COOP		REF: EF060 CIP: 100126834656	Oferta muy buena, cumple características técnicas requeridas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización émbolos suaves que permiten una adecuada carga y administración, es ergonómica con buen apoyo para los dedos. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados y tiene tapón de cierre que disminuye el riesgo de contaminaciones y de pérdidas de líquidos. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad de producto.	40	0,4477														
5	16	SU.PC.SANI.01.05.00.800001	F18676	JERINGA C/ CONEXIÓN ESPECÍFICA P/ ADMINISTR. ENTERAL 2-5ml.-Tipo de Conexión:Enfit;Capacidad de la jeringa ml:[5-5];	0,171518	21,00 %	16500	VYGON, SAU		REF: 1015058 CIP: 100124872830	Oferta buena, cumple características técnicas requeridas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización émbolos suaves que permiten una adecuada carga y administración, es ergonómica con buen apoyo para los dedos. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados, no tienen tapón de cierre puede aumentar el riesgo de contaminaciones y de pérdidas de líquidos. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad de producto.	20	0,1573														
5	17	SU.PC.SANI.01.05.00.800002	F18677	JERINGA C/ CONEXIÓN ESPECÍFICA P/ ADMINISTR. ENTERAL 1ml.-Tipo de Conexión:Enfit;	0,343035	21,00 %	7000	VYGON, SAU		REF: 1015018 CIP: 100125203480	Oferta buena, cumple características técnicas requeridas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización émbolos suaves que permiten una adecuada carga y administración, es ergonómica con buen apoyo para los dedos. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados, no tienen tapón de cierre puede aumentar el riesgo de contaminaciones y de pérdidas de líquidos. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad de producto.	20	0,3025														
5	18	SU.PC.SANI.01.05.00.800003	F18678	JERINGA C/ CONEXIÓN ESPECÍFICA P/ ADMINISTR. ENTERAL10ml.-Tipo de Conexión:Enfit;	0,20328	21,00 %	20600	VYGON, SAU		REF: 1015107 CIP: 100116553608	Oferta buena, cumple características técnicas requeridas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización émbolos suaves que permiten una adecuada carga y administración, es ergonómica con buen apoyo para los dedos. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados, no tienen tapón de cierre puede aumentar el riesgo de contaminaciones y de pérdidas de líquidos. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad de producto.	20	0,1936														
5	19	SU.PC.SANI.01.05.00.800005	F02536	JERINGA C/ CONEXIÓN ESPECÍFICA P/ ADMINISTR. ENTERAL 50-60ml. NO ASOCIADAS A BOMBA-Tipo de Conexión:Enfit;	0,633842	21,00 %	53800	VYGON, SAU		REF: 10156071 CIP: 100130653036	Oferta muy buena, cumple características técnicas requeridas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización émbolos suaves que permiten una adecuada carga y administración, es ergonómica con buen apoyo para los dedos. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados y tiene tapón de cierre que disminuye el riesgo de contaminaciones y de pérdidas de líquidos. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad de producto.	40	0,5929														
5	16	SU.PC.SANI.01.05.00.800001	F18676	JERINGA C/ CONEXIÓN ESPECÍFICA P/ ADMINISTR. ENTERAL 2-5ml.-Tipo de Conexión:Enfit;Capacidad de la jeringa ml:[5-5];	0,171518	21,00 %	16500	PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.		REF: EN5ML CIP: 100130723942	Oferta muy buena, cumple características técnicas requeridas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización émbolos suaves que permiten una adecuada carga y administración, es ergonómica con buen apoyo para los dedos. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados y tiene tapón de cierre que disminuye el riesgo de contaminaciones y de pérdidas de líquidos. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad de producto.	40	0,1331														
5	17	SU.PC.SANI.01.05.00.800002	F18677	JERINGA C/ CONEXIÓN ESPECÍFICA P/ ADMINISTR. ENTERAL 1ml.-Tipo de Conexión:Enfit;	0,343035	21,00 %	7000	PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.		REF: EN1ML CIP: 100130725486	Oferta muy buena, cumple características técnicas requeridas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización émbolos suaves que permiten una adecuada carga y administración, es ergonómica con buen apoyo para los dedos. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados y tiene tapón de cierre que disminuye el riesgo de contaminaciones y de pérdidas de líquidos. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad de producto.	40	0,11616														

Código:	6hwMS716PFIRMAI rUnPWR5I2DXU8r3	Fecha	09/02/2024
Firmado Por	FRANCISCO DE ASIS TRIVIÑO TARRADAS		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	11/39



ANEXO A RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN PAAM 4/23

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACION GC	precio unitario C/IVA	IVA	Unidades licitación 2 años	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos	OFERTA ECONÓMICA IVA INCLUIDO	Importe licitación Agrupación de lote	Importe oferta Agrupación de lote (iva incluido)	% bajada	PUNTAJACIÓN OFERTA ECONÓMICA	Limite baja anormal	Baja anormal	PLAZO DE ENTREGA	PUNTOS PLAZO ENTREGA	CRITERIO MEDIOAMBIENTAL	Puntuación criterio medioambiental	PUNTUACIÓN TOTAL	ADJUDICATARIO PROPUESTO	
5	18	SU.PC.SANI.01.05.00.800003	F18678	JERINGA C/ CONEXIÓN ESPECÍFICA P/ ADMINISTR. ENTERRAL10ml.-Tipo de Conexión:Enfit;	0,20328	21,00 %	20600	PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.		REF: EN10ML CIP: 1001355545 36	Oferta muy buena, cumple características técnicas requeridas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización émbolos suaves que permiten una adecuada carga y administración, es ergonómica con buen apoyo para los dedos. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados y tiene tapón de cierre que disminuye el riesgo de contaminaciones y de pérdidas de líquidos. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad de producto.	40	0,15609													
5	19	SU.PC.SANI.01.05.00.800005	F02536	JERINGA C/ CONEXIÓN ESPECÍFICA P/ ADMINISTR. ENTERRAL 50-60ml. NO ASOCIADAS A BOMBA-Tipo de Conexión:Enfit;	0,633842	21,00 %	53800	PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.		REF: EN60ML CIP: 1001307240 53	Oferta muy buena, cumple características técnicas requeridas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización émbolos suaves que permiten una adecuada carga y administración, es ergonómica con buen apoyo para los dedos. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados y tiene tapón de cierre que disminuye el riesgo de contaminaciones y de pérdidas de líquidos. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad de producto.	40	0,4114													
5				VALORACIÓN TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 5				AMEBIL, S.L.				0	Excluido por no superar umbral mínimo en todos los lotes de la agrupación													
5				VALORACIÓN TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 5				FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A.				20	43.519,56	34.559,05	20,59%	35,91		NO	ORD: < O = 48 H. URG:< O = 24 H.	15	Presenta declaración responsable. No es certificado válido solicitado en el criterio	0	70,91			
5				VALORACIÓN TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 5				GRIFOLS MOVACO, S.A				20	43.519,56	34.798,27	20,04%	35,75		NO	EN PEDIDOS ORDINARIOS UN PLAZO < O = A 48 H	15	Presenta declaración responsable. No es certificado válido solicitado en el criterio	0	70,75			
5				VALORACIÓN TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 5				IBERIAN CARE 2016, S.L.				0	Excluido por no superar umbral mínimo en todos los lotes de la agrupación													
5				VALORACIÓN TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 5				LABORATORIOS CAIR ESPAÑA, S.L.U				0	Excluido por no superar umbral mínimo en todos los lotes de la agrupación													
5				VALORACIÓN TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 5				NACATUR 2 ESPAÑA, S.L.				40	43.519,56	37.229,28	14,45%	34,15		NO	ORD: < O = 48 H. URG:24 H.	15	Presenta declaración responsable y declaración responsable empresa Italiana Medicazione. No es uno de los certificados oficiales válidos solicitados en el criterio de adjudicación	0	89,15			
5				VALORACIÓN TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 5				OIARSO, S.COOP				40	43.519,56	31.786,10	26,96%	37,74		NO	ORD: 24/48 H. URG: < DE 24 H.	15	No aporta documentación	0	92,74			
5				VALORACIÓN TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 5				VYGON, SAU				35,671	43.519,56	40.599,13	6,71%	21		NO	48 H/24H URG.	15	No aporta documentación	0	71,67			
5				VALORACIÓN TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 5				PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.				40	43.519,56	28.358,04	34,84%	40		NO	ORD: < 24/48 H. URG: < 24 H.	15	Presenta declaración responsable AFCG a favor de empresa Hinojosa Packaging de producto 100% reciclable, ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 ambas caducadas, declaración responsable empresa PMH y declaración responsable empresa Procartón. A pesar de que 2 de los certificados presentados son de solicitados para acreditar el criterio medioambiental, no presentan en su alcance el uso de papel/cartón reciclado ni que el plástico sea biodegradable y además están caducados	0	95,00	PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.		
6	20	SU.PC.SANI.01.05.00.800002	D96075	JERINGA C/ CONEXIÓN ESPECÍFICA P/ ADMINISTR. ENTERRAL 1ml.-Tipo de Conexión:Rosca especial;	0,345975	21,00 %	11000	VYGON, SAU		REF: 1015014 CIP: 1001385349 31	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, rendimiento y eficacia. Consiguiendo el fin al que va perseguido.	20	0,3388													
6	21	SU.PC.SANI.01.05.00.800004	D35527	JERINGA C/ CONEXIÓN ESPECÍFICA P/ ADMINISTR. ENTERRAL 20ml. NO ASOCIADAS A BOMBA-Tipo de Conexión:Rosca especial;	1,39755	21,00 %	1940	VYGON, SAU		REF: 10152141 CIP: 1001560878 33	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, rendimiento y eficacia. Consiguiendo el fin al que va perseguido.	20	1,3794													
6	22	SU.PC.SANI.01.05.00.800005	D55874	JERINGA C/ CONEXIÓN ESPECÍFICA P/ ADMINISTR. ENTERRAL 50-60ml. NO ASOCIADAS A BOMBA-Tipo de Conexión:Rosca especial;	1,09263	21,00 %	5320	VYGON, SAU		REF: 10156041 CIP: 1001560973 39	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, rendimiento y eficacia. Consiguiendo el fin al que va perseguido.	20	1,0769													
6				VALORACIÓN TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 6				VYGON, SAU				20	12.329,76	12.131,94	1,60%	6		NO	48 H/24H URG.	15	No aporta documentación	0	41,00	VYGON, SAU		
7	23	SU.PC.SANI.01.05.03.100007	F74460	CONEXIÓN LUER-LOCK 1 VIA VARIAS BIFURCACIONES C/VALVULAS ANTIRRETORNO- Especificar nº de líneas:[2-2];	3,0492	21,00 %	1680	IBERIAN CARE 2016, S.L.		REF: NF-2 CIP: 1001599639 85	Oferta apta, cumple características técnicas solicitadas, considerándose que no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización la abrazadera que rosca el conector al extremo distal de la vía no es retráctil dejando menos espacio de conexión entre ambos dispositivos, lo que puede dificultar la manipulación del sistema. No precisa de tapón extraíble, ya que se abren al insertar una conexión luer o luer lock, sin mayor manipulación En cuanto a seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo el fin perseguido al que van destinados.	0														

Código:	6hWMS716PFIRMAI rUnPWR5I2DXU8r3		Fecha	09/02/2024
Firmado Por	FRANCISCO DE ASIS TRIVIÑO TARRADAS		Página	12/39
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/			



ANEXO A RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN PAAM 4/23

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIONGC	precio unitario C/IVA	IVA	Unidades licitación 2 años	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos	OFERTA ECONÓMICA IVA INCLUIDO	Importe licitación Agrupación de lote	Importe oferta Agrupación de lote (iva incluido)	% bajada	PUNTUACIÓN OFERTA ECONÓMICA	Limite baja anormal	Baja anormal	PLAZO DE ENTREGA	PUNTOS PLAZO ENTREGA	CRITERIO MEDIOAMBIENTAL	Puntuación criterio medioambiental	PUNTUACIÓN TOTAL	ADJUDICATARIO PROPUESTO		
7	24	SU.PC.SANI.01.05.03.100007	B69692	CONEXION LUER-LOCK 1 VIA VARIAS BIFURCACIONES C/VALVULAS ANTIRRETORNO- Especificar nº de líneas:[3-3];	3,8115	21,00 %	940	IBERIAN CARE 2016, S.L.		REF: NF-3 CIP: 1001603026 27	Oferta apta, cumple características técnicas solicitadas, considerándose que no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización la abrazadera que rosca el conector al extremo distal de la vía no es retráctil dejando menos espacio de conexión entre ambos dispositivos, lo que puede dificultar la manipulación del sistema. No precisa de tapón extraíble, ya que se abren al insertar una conexión luer o luer lock, sin mayor manipulación En cuanto a seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo el fin perseguido al que van destinados.	0															
7	23	SU.PC.SANI.01.05.03.100007	F74460	CONEXION LUER-LOCK 1 VIA VARIAS BIFURCACIONES C/VALVULAS ANTIRRETORNO- Especificar nº de líneas:[2-2];	3,0492	21,00 %	1680	LABORATORIOS CAIR ESPAÑA, S.L.U		REF: PY2301KR CIP: 1001612590 87	Oferta apta, cumple características técnicas solicitadas, considerándose que no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización la pinza de cierre es muy grande lo que en el espacio tan reducido dificulta su manejo y es incómodo para el paciente, las líneas son duras lo que dificulta el manejo al que va destinado. En cuanto a seguridad de uso y resultados al no disponer de bioconectores no cumple el programa de flebitis Zero implantando en nuestro centro. Rendimiento y eficacia son adecuados cumpliendo con el fin al que va perseguido	0															
7	24	SU.PC.SANI.01.05.03.100007	B69692	CONEXION LUER-LOCK 1 VIA VARIAS BIFURCACIONES C/VALVULAS ANTIRRETORNO- Especificar nº de líneas:[3-3];	3,8115	21,00 %	940	LABORATORIOS CAIR ESPAÑA, S.L.U		REF: PY3301KR	Oferta apta, cumple características técnicas solicitadas, considerándose que no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización la pinza de cierre es muy grande lo que en el espacio tan reducido dificulta su manejo y es incómodo para el paciente, las líneas son duras lo que dificulta el manejo al que va destinado. En cuanto a seguridad de uso y resultados al no disponer de bioconectores no cumple el programa de flebitis Zero implantando en nuestro centro. Rendimiento y eficacia son adecuados cumpliendo con el fin al que va perseguido	0															
7	23	SU.PC.SANI.01.05.03.100007	F74460	CONEXION LUER-LOCK 1 VIA VARIAS BIFURCACIONES C/VALVULAS ANTIRRETORNO- Especificar nº de líneas:[2-2];	3,0492	21,00 %	1680	VYGON, SAU		REF: 6841212 CIP: 1001356733 36	Oferta muy buena, cumple características técnicas requeridas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización su gran flexibilidad facilita su manipulación, no precisa de tapón extraíble, ya que se abren al insertar una conexión luer o luer lock, sin mayor manipulación. En cuanto a seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo el fin perseguido con una sola unidad de producto.	40	3,0250														
7	24	SU.PC.SANI.01.05.03.100007	B69692	CONEXION LUER-LOCK 1 VIA VARIAS BIFURCACIONES C/VALVULAS ANTIRRETORNO- Especificar nº de líneas:[3-3];	3,8115	21,00 %	940	VYGON, SAU		REF: 6841312 CIP: 1001356835 39	Oferta muy buena, cumple características técnicas requeridas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización su gran flexibilidad facilita su manipulación, no precisa de tapón extraíble, ya que se abren al insertar una conexión luer o luer lock, sin mayor manipulación. En cuanto a seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo el fin perseguido con una sola unidad de producto.	40	3,7994														
7	23	SU.PC.SANI.01.05.03.100007	F74460	CONEXION LUER-LOCK 1 VIA VARIAS BIFURCACIONES C/VALVULAS ANTIRRETORNO- Especificar nº de líneas:[2-2];	3,0492	21,00 %	1680	PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.		REF: 306.2822 CIP: 1000369564 76	No podemos valorar no presenta muestras	-															
7	24	SU.PC.SANI.01.05.03.100007	B69692	CONEXION LUER-LOCK 1 VIA VARIAS BIFURCACIONES C/VALVULAS ANTIRRETORNO- Especificar nº de líneas:[3-3];	3,8115	21,00 %	940	PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.		REF: 306.2784 CIP: 1000161258 94	No podemos valorar no presenta muestras	-															
7	VALORACIÓN TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 7							IBERIAN CARE 2016, S.L.				0,00%	Excluido por no superar umbral mínimo														
7	VALORACIÓN TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 7							LABORATORIOS CAIR ESPAÑA, S.L.U				0	Excluido por no superar umbral mínimo														
7	VALORACIÓN TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 7							VYGON, SAU				40	8.705,47	8.653,44	0,60%	3	6.093,83	NO	48 H/24H URG.	15	No aporta documentación	0	58,00	VYGON, SAU			
7	VALORACIÓN TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 7							PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.				-	Excluido														
8	25	SU.PC.SANI.01.05.03.300005	D93756	CONECTOR DE JERINGA P/ ADMINISTRACIÓN DE CITOSTÁTICOS-Tipo de muelle- válvula-bidireccional;Tipo de presión del mecanismo:negativo;	2,477475	21,00 %	19600	ICU MEDICAL PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HOSPITALARIOS, S.L.		REF: 034-CH20005-PC CIP: 1000209735 52	Oferta buena, cumple características técnicas solicitadas, considerándose que aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, y rendimiento y eficacia, considerándose que cumple con el fin al que va perseguido con una unidad de producto	20	2,36														

Código:	6hWMS716PFIRMAI rUnPWR5I2DXU8r3		Fecha	09/02/2024
Firmado Por	FRANCISCO DE ASIS TRIVIÑO TARRADAS		Página	13/39
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/			



ANEXO A RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN PAAM 4/23

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIONGC	precio unitario C/IVA	IVA	Unidades licitación 2 años	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos	OFERTA ECONÓMICA IVA INCLUIDO	Importe licitación Agrupación de lote	Importe oferta Agrupación de lote (iva incluido)	% bajada	PUNTAJACIÓN OFERTA ECONÓMICA	Limite baja anormal	Baja anormal	PLAZO DE ENTREGA	PUNTOS PLAZO ENTREGA	CRITERIO MEDIOAMBIENTAL	Puntuación criterio medioambiental	PUNTUACIÓN TOTAL	ADJUDICATARIO PROPUESTO	
8	26	SU.PC.SANI.01.05.03.300006	E92478	ADAPTADOR DE FRASCO A LINEA DE INFUSION DE CITOSTATICO- Tipo de terminales:macho luer lock;Especificar si lleva muelle-valvula:no;	2,477475	21,00 %	60000	ICU MEDICAL PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HOSPITALARIOS, S.L.		REF: 034-H2629 CIP: 1001257840 44	Oferta buena, cumple características técnicas solicitadas, considerándose que aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, y rendimiento y eficacia, considerándose que cumple con el fin al que va perseguido con una unidad de producto	20	2,42													
8	27	SU.PC.SANI.01.05.03.300007	F30521	ADAPTADOR DE CONO CATETER A CONEXIÓN ESPECÍFICA/CITOSTATICOS-Libre de Ftalatos;Si;	3,0492	21,00 %	2500	ICU MEDICAL PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HOSPITALARIOS, S.L.		REF: CH9900 CIP: 1001261945 81	Oferta buena, cumple características técnicas solicitadas, considerándose que aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, y rendimiento y eficacia, considerándose que cumple con el fin al que va perseguido con una unidad de producto	20	2,78													
8		VALORACIÓN TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 8						ICU MEDICAL PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HOSPITALARIOS, S.L.					20		204.830,01	198.406,00	3,14%	12	143.381,01	NO	ORDINARIOS 24 H.	15	Presenta declaración responsable. No es certificado válido solicitado en el criterio	0	47,00	ICU MEDICAL PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HOSPITALARIOS, S.L.
9	28	SU.PC.SANI.01.05.05.100013	D99136	JERINGA INSULINA 0.5ml. ESCALA 50 UNIDADES CON AGUJA DE SEGURIDAD-Longitud de la aguja:[5-10];Diámetro de la aguja:[30-30];	0,28875	10,00 %	143000	BECTON DICKINSON S.A.U		REF:305934 CIP:1000280 19524	Oferta muy buena, cumple características técnicas requeridas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización no presenta dificultades para su uso y es ergonómica para los profesionales. Seguridad de uso y resultados el sistema de seguridad es adecuado e irreversible lo que garantiza la seguridad de los profesionales. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo el fin perseguido al que van destinados con una sola unidad de producto.	40	0,128634													
9	29	SU.PC.SANI.01.05.05.100014	E67541	JERINGA INSULINA 0.3ml. ESCALA 30 UNIDADES CON AGUJA DE SEGURIDAD-Longitud de la aguja:[5-10];Diámetro de la aguja:[31-31];	0,165165	10,00 %	16800	BECTON DICKINSON S.A.U		REF: 305937 CIP:1000280 19625	Oferta muy buena, cumple características técnicas requeridas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización no presenta dificultades para su uso y es ergonómica para los profesionales. Seguridad de uso y resultados el sistema de seguridad es adecuado e irreversible lo que garantiza la seguridad de los profesionales. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo el fin perseguido al que van destinados con una sola unidad de producto.	40	0,122628													
9	28	SU.PC.SANI.01.05.05.100013	D99136	JERINGA INSULINA 0.5ml. ESCALA 50 UNIDADES CON AGUJA DE SEGURIDAD-Longitud de la aguja:[5-10];Diámetro de la aguja:[30-30];	0,28875	10,00 %	143000	GARRIC MEDICA, S.L.		REF: 1000891M CIP: 1001200332 66	Oferta muy buena, cumple características técnicas requeridas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización no presenta dificultades para su uso y es ergonómica para los profesionales. Seguridad de uso y resultados el sistema de seguridad es adecuado e irreversible lo que garantiza la seguridad de los profesionales. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo el fin perseguido al que van destinados con una sola unidad de producto.	40	0,14													
9	29	SU.PC.SANI.01.05.05.100014	E67541	JERINGA INSULINA 0.3ml. ESCALA 30 UNIDADES CON AGUJA DE SEGURIDAD-Longitud de la aguja:[5-10];Diámetro de la aguja:[31-31];	0,165165	10,00 %	16800	GARRIC MEDICA, S.L.		REF: 23315165G CIP: 1001224916 88	Oferta muy buena, cumple características técnicas requeridas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización no presenta dificultades para su uso y es ergonómica para los profesionales. Seguridad de uso y resultados el sistema de seguridad es adecuado e irreversible lo que garantiza la seguridad de los profesionales. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo el fin perseguido al que van destinados con una sola unidad de producto.	40	0,135													
9		VALORACIÓN TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 9						BECTON DICKINSON S.A.U					40		44.066,02	20.454,81	53,58%	40	16.028,55	NO	ORD: 48 HORAS URG: 24 HORAS	15	Presenta declaración responsable y declaración responsable a nombre de Embecta.No es uno de los certificados oficiales válidos solicitados en el criterio de adjudicación	0	95,00	BECTON DICKINSON S.A.U
9		VALORACIÓN TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 9						GARRIC MEDICA, S.L.					40		44.066,02	22.288,00	49,42%	39,22		NO	24 HORAS	15	No aporta documentación	0	94,22	
10	30	SU.PC.SANI.01.05.05.300000	C26340	AGUJA HIPODERMICA PARA PLUMA INSULINA-Longitud:[5-7];Diámetro :[31-31];	0,049781	10,00 %	25000	BECTON DICKINSON S.A.U		REF:320212 CIP:1000018 28174	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, rendimiento y eficacia. Consiguiendo el fin al que va perseguido.	20	0,043857													
10	31	SU.PC.SANI.01.05.05.300000	C26341	AGUJA HIPODERMICA PARA PLUMA INSULINA-Longitud:[7-10];Diámetro :[31-31];	0,049781	10,00 %	61400	BECTON DICKINSON S.A.U		REF:320213 CIP:1000018 28275	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, rendimiento y eficacia. Consiguiendo el fin al que va perseguido.	20	0,043857													
10	32	SU.PC.SANI.01.05.05.300006	E69642	AGUJA HIPODERMICA PARA PLUMA INSULINA C/Protección-Longitud:[5-7];Diámetro :[30-30];	0,269231	10,00 %	135000	BECTON DICKINSON S.A.U		REF:329605 CIP:1000848 99568	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, rendimiento y eficacia. Consiguiendo el fin al que va perseguido.	20	0,237215													
10	33	SU.PC.SANI.01.05.05.300006	E69932	AGUJA HIPODERMICA PARA PLUMA INSULINA C/Protección-Longitud:[7-10];Diámetro :[30-30];	0,27027	10,00 %	32000	BECTON DICKINSON S.A.U		REF:329608 CIP:1000848 99467	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, rendimiento y eficacia. Consiguiendo el fin al que va perseguido.	20	0,237215													

Código:	6hWMS716PFIRMAI rUnPWR5I2DXU8r3		Fecha	09/02/2024
Firmado Por	FRANCISCO DE ASIS TRIVIÑO TARRADAS			
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/		Página	14/39



ANEXO A RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN PAAM 4/23

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIONGC	precio unitario C/IVA	IVA	Unidades licitación 2 años	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos	OFERTA ECONÓMICA IVA INCLUIDO	Importe licitación Agrupación de lote	Importe oferta Agrupación de lote (iva incluido)	% bajada	PUNTUACIÓN OFERTA ECONÓMICA	Limite baja anormal	Baja anormal	PLAZO DE ENTREGA	PUNTOS PLAZO ENTREGA	CRITERIO MEDIOAMBIENTAL	Puntuación criterio medioambiental	PUNTUACIÓN TOTAL	ADJUDICATARIO PROPUESTO	
10	30	SU.PC.SANI.01.05.05.300000	C26340	AGUJA HIPODERMICA PARA PLUMA INSULINA-Longitud:[5-7];Diámetro :[31-31];				GARRIC MEDICA, S.L.		REF: N42004 CIP: 100120115597	No presenta ofertas a todos los lotes por lo que no puede ser adjudicatario de la agrupación	-														
10	31	SU.PC.SANI.01.05.05.300000	C26341	AGUJA HIPODERMICA PARA PLUMA INSULINA-Longitud:[7-10];Diámetro :[31-31];				GARRIC MEDICA, S.L.		REF: N42003 CIP: 100120115496	No presenta ofertas a todos los lotes por lo que no puede ser adjudicatario de la agrupación	-														
10	30	SU.PC.SANI.01.05.05.300000	C26340	AGUJA HIPODERMICA PARA PLUMA INSULINA-Longitud:[5-7];Diámetro :[31-31];				IBERIAN CARE 2016, S.L.		REF: IPNK31G5 CIP: 1001595566	No presenta ofertas a todos los lotes por lo que no puede ser adjudicatario de la agrupación	-														
10	31	SU.PC.SANI.01.05.05.300000	C26341	AGUJA HIPODERMICA PARA PLUMA INSULINA-Longitud:[7-10];Diámetro :[31-31];				IBERIAN CARE 2016, S.L.		REF: IPNK31G8 CIP: 1001595567	No presenta ofertas a todos los lotes por lo que no puede ser adjudicatario de la agrupación	-														
10	32	SU.PC.SANI.01.05.05.300006	E69642	AGUJA HIPODERMICA PARA PLUMA INSULINA C/Protección-Longitud:[5-7];Diámetro :[30-30];				IBERIAN CARE 2016, S.L.		REF: SINPN30G5 CIP: 100159565864	No presenta ofertas a todos los lotes por lo que no puede ser adjudicatario de la agrupación	-														
10	33	SU.PC.SANI.01.05.05.300006	E69932	AGUJA HIPODERMICA PARA PLUMA INSULINA C/Protección-Longitud:[7-10];Diámetro :[30-30];				IBERIAN CARE 2016, S.L.		REF: SINPN30G8 CIP: 100159576077	No presenta ofertas a todos los lotes por lo que no puede ser adjudicatario de la agrupación	-														
10	30	SU.PC.SANI.01.05.05.300000	C26340	AGUJA HIPODERMICA PARA PLUMA INSULINA-Longitud:[5-7];Diámetro :[31-31];				LAMBRA, S.L.		REF: CHPN3106 CIP: 1001612466	No presenta ofertas a todos los lotes por lo que no puede ser adjudicatario de la agrupación	-														
10	31	SU.PC.SANI.01.05.05.300000	C26341	AGUJA HIPODERMICA PARA PLUMA INSULINA-Longitud:[7-10];Diámetro :[31-31];				LAMBRA, S.L.		REF: CHPN3108 CIP:100161246854	No presenta ofertas a todos los lotes por lo que no puede ser adjudicatario de la agrupación	-														
10	32	SU.PC.SANI.01.05.05.300006	E69642	AGUJA HIPODERMICA PARA PLUMA INSULINA C/Protección-Longitud:[5-7];Diámetro :[30-30];				LAMBRA, S.L.		REF: VASPN3006 CIP: 100161272312	No presenta ofertas a todos los lotes por lo que no puede ser adjudicatario de la agrupación	-														
10	33	SU.PC.SANI.01.05.05.300006	E69932	AGUJA HIPODERMICA PARA PLUMA INSULINA C/Protección-Longitud:[7-10];Diámetro :[30-30];				LAMBRA, S.L.		REF: VASPN3008 CIP: 10016127216	No presenta ofertas a todos los lotes por lo que no puede ser adjudicatario de la agrupación	-														
10	30	SU.PC.SANI.01.05.05.300000	C26340	AGUJA HIPODERMICA PARA PLUMA INSULINA-Longitud:[5-7];Diámetro :[31-31];				MENARINI DIAGNOSTICOS, SA.		REF: 46789 CIP: 100093680061	No presenta ofertas a todos los lotes por lo que no puede ser adjudicatario de la agrupación	-														
10	30	SU.PC.SANI.01.05.05.300000	C26340	AGUJA HIPODERMICA PARA PLUMA INSULINA-Longitud:[5-7];Diámetro :[31-31];				MENARINI DIAGNOSTICOS, SA.	VAR	REF: 44030 CIP: 100161083404	No presenta ofertas a todos los lotes por lo que no puede ser adjudicatario de la agrupación	-														
10	31	SU.PC.SANI.01.05.05.300000	C26341	AGUJA HIPODERMICA PARA PLUMA INSULINA-Longitud:[7-10];Diámetro :[31-31];				MENARINI DIAGNOSTICOS, SA.		REF: 44031 CIP: 100093713307	No presenta ofertas a todos los lotes por lo que no puede ser adjudicatario de la agrupación	-														
10	30	SU.PC.SANI.01.05.05.300000	C26340	AGUJA HIPODERMICA PARA PLUMA INSULINA-Longitud:[5-7];Diámetro :[31-31];	0,049781	10,00 %	25000	TEXTIL PLANAS OLIVERAS, S.A.		REF: 3722.00 CIP: 100115875356	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, rendimiento y eficacia. Consiguiendo el fin al que va perseguido.	20	0,03916													
10	31	SU.PC.SANI.01.05.05.300000	C26341	AGUJA HIPODERMICA PARA PLUMA INSULINA-Longitud:[7-10];Diámetro :[31-31];	0,049781	10,00 %	61400	TEXTIL PLANAS OLIVERAS, S.A.		REF: 3683 CIP: 100115865052	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, rendimiento y eficacia. Consiguiendo el fin al que va perseguido.	20	0,03916													
10	32	SU.PC.SANI.01.05.05.300006	E69642	AGUJA HIPODERMICA PARA PLUMA INSULINA C/Protección-Longitud:[5-7];Diámetro :[30-30];	0,269231	10,00 %	135000	TEXTIL PLANAS OLIVERAS, S.A.		REF: 3725.01 CIP: 100135464325	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, rendimiento y eficacia. Consiguiendo el fin al que va perseguido.	20	0,21780													
10	33	SU.PC.SANI.01.05.05.300006	E69932	AGUJA HIPODERMICA PARA PLUMA INSULINA C/Protección-Longitud:[7-10];Diámetro :[30-30];	0,27027	10,00 %	32000	TEXTIL PLANAS OLIVERAS, S.A.		REF: 3724.01 CIP: 100135464426	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, rendimiento y eficacia. Consiguiendo el fin al que va perseguido.	20	0,21780													
10				VALORACIÓN TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 10				BECTON DICKINSON S.A.U				20		49.295,90	43.404,15	11,95%	36,17592042		NO	ORD: 48 HORAS URG: 24 HORAS	15	Presenta declaración responsable y declaración responsable a nombre de Embecta.No es uno de los certificados oficiales válidos solicitados en el criterio de adjudicación	0	71,18		
10				VALORACIÓN TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 10				GARRIC MEDICA, S.L.				-	Excluido													
10				VALORACIÓN TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 10				IBERIAN CARE 2016, S.L.				-	Excluido													
10				VALORACIÓN TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 10				LAMBRA, S.L.				-	Excluido													

Código:	6hWMS716PFIRMAI rUnPWR5I2DXU8r3		Fecha	09/02/2024
Firmado Por	FRANCISCO DE ASIS TRIVIÑO TARRADAS			
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/		Página	15/39



ANEXO A RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN PAAM 4/23

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIONGC	precio unitario C/IVA	IVA	Unidades licitación 2 años	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos	OFERTA ECONÓMICA IVA INCLUIDO	Importe licitación Agrupación de lote	Importe oferta Agrupación de lote (iva incluido)	% bajada	PUNTUACIÓN OFERTA ECONÓMICA	Limite baja anormal	Baja anormal	PLAZO DE ENTREGA	PUNTOS PLAZO ENTREGA	CRITERIO MEDIOAMBIENTAL	Puntuación criterio medioambiental	PUNTUACIÓN TOTAL	ADJUDICATARIO PROPUESTO				
10				VALORACIÓN TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 10				MENARINI DIAGNOSTICOS, SA.				-	Excluido																
10				VALORACIÓN TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 10				TEXTIL PLANAS OLIVERAS, S.A.				20		49.295,90	39.756,02	19,35%	40		NO	PLAZO ENTREGA IGUAL O INFERIOR A 48 H.	15	Presenta declaración responsable empresa Promiseded. No es certificado válido solicitado en el criterio	0	75,00	TEXTIL PLANAS OLIVERAS, S.A.				
11	34	SU.PC.SANI.01.05.15.200002	B42200	LINEA INFUSION BOMBA PCA-Longitud de la línea:[200-300];	11,4345	21,00 %	2600	IZASA HOSPITAL, S.L.U		REF: 12003-000-0017 CIP: 1001609715 73	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización no presenta dos conexiones independientes para pulsador y el cargador por lo que si hay problemas en uno de ellos habría que anular las dos a diferencia de la oferta de SMITHS MEDICAL que son independientes. En cuanto a seguridad de uso y resultados la pantalla es táctil a diferencia de la de SMITHS MEDICAL lo que facilita la manipulación involuntaria. Los protocolos se registran únicamente de forma manual a diferencia de la oferta de SMITHS MEDICAL, por lo que puede facilitar el error en la introducción de los mismos. En cuanto a la eficacia y rendimiento no permite dar bolos intermitentes además de PCA continua. Dispone de alarmas la cual requiere parar la bomba para solucionar el problema.	20	11,313500																
11	35	SU.PC.SANI.01.05.15.200003	E76794	LINEA INFUSION EPIDURAL BOMBA PCA-Longitud de la línea:[200-300];	11,4345	21,00 %	1340	IZASA HOSPITAL, S.L.U		REF: 12004-000-0001 CIP: 1001543565 55		20	11,192500																
11	36	SU.PC.SANI.01.05.10.100026		EQ. INFUSION BOMBA CONEXIÓN NRfit	12,584	21,00 %	4000	IZASA HOSPITAL, S.L.U		REF: 12004-000-0003 CIP: 1001543657 48		20	12,463000																
11	34	SU.PC.SANI.01.05.15.200002	B42200	LINEA INFUSION BOMBA PCA-Longitud de la línea:[200-300];	11,4345	21,00 %	2600	SMITHS MEDICAL ESPAÑA		REF: 21-7394-24 CIP: 1001004221 24	Oferta muy buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización presenta dos conexiones independientes para pulsador y el cargador por lo que si hay problemas en uno de ellos evita anular los dos a diferencia de la oferta de IZASA. En cuanto a seguridad de uso y resultados la pantalla no es táctil a diferencia de la de IZASA, lo que puede disminuir el riesgo de error en caso de manipulación involuntaria. Los protocolos se registran con un sistema informático además de manuales a diferencia de la oferta de IZASA que es solo manual, por lo que disminuye el riesgo de error en la introducción de los mismos. En cuanto a la eficacia y rendimiento permite dar bolos intermitentes además de PCA continua, dispone de alarma la cual no requiere parar la bomba para solucionar el problema.	40	10,89																
11	35	SU.PC.SANI.01.05.15.200003	E76794	LINEA INFUSION EPIDURAL BOMBA PCA-Longitud de la línea:[200-300];	11,4345	21,00 %	1340	SMITHS MEDICAL ESPAÑA		REF: 21-7349-24 CIP:1001363 89964		40	10,89																
11	36	SU.PC.SANI.01.05.10.100026		EQ. INFUSION BOMBA CONEXIÓN NRfit	12,584	21,00 %	4000	SMITHS MEDICAL ESPAÑA		REF: 21-7624-24 CIP: 1001480572 26		40	12,1																
11				VALORACIÓN TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 11				IZASA HOSPITAL, S.L.U				20		95.387,93	94.265,05	1,18%	6	69.589,37	NO	MENOS DE 48 H. PARA LOS PEDIDOS ORDINARIOS	15	Presenta ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e informe de sostenibilidad. A pesar de que 2 de los certificados presentados son de los solicitados para acreditar el criterio medioambiental, no presentan en su alcance el uso de papel/cartón reciclado ni que el plástico sea biodegradable	0	41,00					
11				VALORACIÓN TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 11				SMITHS MEDICAL ESPAÑA				40		95.387,93	91.306,60	4,28%	15		NO	No presenta compromiso de plazo de entrega ordinario	0	Presenta declaración responsable. No es certificado válido solicitado en el criterio	0	55,00	SMITHS MEDICAL ESPAÑA				
12	37	SU.PC.SANI.01.05.10.190000	C50703	EQ. INFUSION PARA CALENTADORES DE FLUIDOS. FLUJO STANDAR-infusión max.:{750-750};infusión min:[10-10];OPACO:no;PVC:si;	252,308595	21,00 %	180	FERRER FARMA, S.A.		REF:1290020 CIP:1000143 77324	Oferta buena, cumple características técnicas solicitadas, considerándose que aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, y rendimiento y eficacia, considerándose que cumple con el fin al que va perseguido con una unidad de producto	20	251,68																
12	38	SU.PC.SANI.01.05.10.300000	B71947	RESERVORIO P/ALMACENAR Y FILTRAR FLUIDOS-CAPACIDAD DEL RESERVORIO:[3000-3000];	196,80045	21,00 %	180	FERRER FARMA, S.A.		REF: 1290079 CIP: 1000143774 25	Oferta buena, cumple características técnicas solicitadas, considerándose que aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, y rendimiento y eficacia, considerándose que cumple con el fin al que va perseguido con una unidad de producto	20	196,02																
12				VALORACIÓN TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 12				FERRER FARMA, S.A.				20		80.839,63	80.586,00	0,31%	3	56.587,74	NO	ORDINARIO: < 48 H. URGENTE: < 24 H.	15	Presenta declaración responsable. No es certificado válido solicitado en el criterio	0	38,00	FERRER FARMA, S.A.				

Código:	6hWMS716PFIRMAI rUnPWR5I2DXU8r3		Fecha	09/02/2024
Firmado Por	FRANCISCO DE ASIS TRIVIÑO TARRADAS		Página	16/39
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/			



ANEXO A RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN PAAM 4/23

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIONGC	precio unitario C/IVA	IVA	Unidades licitación 2 años	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos	OFERTA ECONÓMICA IVA INCLUIDO	Importe licitación Agrupación de lote	Importe oferta Agrupación de lote (iva incluido)	% bajada	PUNTUACIÓN OFERTA ECONÓMICA	Limite baja anormal	Baja anormal	PLAZO DE ENTREGA	PUNTOS PLAZO ENTREGA	CRITERIO MEDIOAMBIENTAL	Puntuación criterio medioambiental	PUNTUACIÓN TOTAL	ADJUDICATARIO PROPUESTO		
13	39	SU.PC.SANI.01.05.20.200008	B87820	TRASVASADOR LIQUIDOS POR JERINGA C/ FILTRO DE AIRE Y MUELLE-VALVULA-Capacidad filtración: aire:[0-1];Capacidad filtración: líquidos:[0-1];	1,461075	21,00 %	86400	ICU MEDICAL PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HOSPITALARIOS, S.L.		REF: 034-CH-70 CIP: 1000145184 59	Oferta muy buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización el punzón del dispositivo es mas largo que la oferta de Productos Médicos Hospitalarios lo que facilita el uso del mismo a la hora de pinchar y extraer. En cuanto a seguridad de uso y resultados la mayor longitud garantiza que atraviese el tapón que se vaya a pinchar, también el acanalamiento del punzón tiene mayor recorrido y apertura que la oferta de Productos Médicos Hospitalarios lo que hace mejor la extracción de un líquido con mayor densidad. En rendimiento y eficacia cumple con el fin al que va perseguido con una unidad de producto.	40	1,43														
13	40	SU.PC.SANI.01.05.20.200008	D34884	TRASVASADOR LIQUIDOS POR JERINGA C/ FILTRO DE AIRE Y MUELLE-VALVULA-Capacidad filtración: aire:[1-5];Capacidad filtración: líquidos:[0-1];	1,14345	21,00 %	77000	ICU MEDICAL PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HOSPITALARIOS, S.L.		REF: 034-CH-14 CIP: 1000209597 12	Oferta muy buena cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización la base que permite punzar el vial hace que sea mas fácil de manejar pudiendo hacerlo de forma vertical, y esto hace que sea mas seguro también para el profesional evitando riesgos de escape. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo el fin perseguido al que va destinado con una unidad de producto.	40	1,09														
13	39	SU.PC.SANI.01.05.20.200008	B87820	TRASVASADOR LIQUIDOS POR JERINGA C/ FILTRO DE AIRE Y MUELLE-VALVULA-Capacidad filtración: aire:[0-1];Capacidad filtración: líquidos:[0-1];	1,461075	21,00 %	86400	PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.		REF: 803.4311 CIP: 1001612665 53	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización el punzón del dispositivo es menos largo que la oferta de ICU MEDICAL lo que puede dificultar a la hora de pinchar y extraer. En cuanto a seguridad de uso y resultados la menor longitud puede no garantizar que atraviese el tapón que se vaya a pinchar, también el acanalamiento del punzón tiene menor recorrido y apertura que la oferta de ICU MEDICAL lo que hace mejor la extracción de un líquido con mayor densidad. En rendimiento y eficacia cumple con el fin al que va perseguido con una unidad de producto.	20	1,331														
13	40	SU.PC.SANI.01.05.20.200008	D34884	TRASVASADOR LIQUIDOS POR JERINGA C/ FILTRO DE AIRE Y MUELLE-VALVULA-Capacidad filtración: aire:[1-5];Capacidad filtración: líquidos:[0-1];	1,14345	21,00 %	77000	PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.		REF: 803.4418 CIP: 1001612675 63	Oferta buena cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización no dispone de la base que permite punzar el vial lo que puede dificultar su manejo teniendo que manipular mas para punzar el tapón, y esto hace que pueda ser menos seguro también para el profesional pudiendo ocasionar riesgos de escape. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo el fin perseguido al que va destinado con una unidad de producto.	20	1,1253														
13				VALORACIÓN TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 13				ICU MEDICAL PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HOSPITALARIOS, S.L.				40		214.282,53	207.482,00	3,17%	12		NO	ORDINARIOS 24 H.	15	Presenta declaración responsable. No es certificado válido solicitado en el criterio	0	67,00	ICU MEDICAL PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HOSPITALARIOS, S.L.		
13				VALORACIÓN TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 13				PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.				20		214.282,53	201.646,50	5,90%	18	153.423,19	NO	ORD: < 24/48 H. URG: < 24 H.	15	Presenta declaración responsable AFCC a favor de empresa Hinojosa Packaging de producto 100% reciclable, ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 ambas caducadas, declaración responsable empresa PMH y declaración responsable empresa Procartón. A pesar de que 2 de los certificados presentados son de solicitudes para acreditar el criterio medioambiental, no presentan en su alcance el uso de papel/cartón reciclado ni que el plástico sea biodegradable y además están caducados	0	53,00			
14	41	SU.PC.SANI.01.05.99.400005	E27067	FUNDA FOTOPROTECTORA P/ BOLSA INFUSION-Capacidad de la bolsa:[250-500];	0,313559	21,00 %	30200	GRIFOLS MOVACO, SA		REF: C-10/21 CIP: 1000209583 08	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas requeridas pero no aporta ventajas. En cuanto a facilidad de utilización la bolsa es de color amarillo por lo que la transparencia es muy limitada lo que no facilita una correcta lectura de la etiqueta y del código de barras de la preparación, también la dimensión de la bolsa hace que se no adapte a varios formatos de las bolsas de infusión. En cuanto a seguridad de uso y resultados no nos permite ver las características de la infusión a profundir (Turbidez, transparencia, color,...). Rendimiento y eficacia son adecuados considerando que cumple con el fin perseguido al que va destinado.	0															

Código:	6hWMS716PFIRMAI rUnPWR5I2DXU8r3		Fecha	09/02/2024
Firmado Por	FRANCISCO DE ASIS TRIVIÑO TARRADAS			
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/		Página	17/39



ANEXO A RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN PAAM 4/23

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIONGC	precio unitario C/IVA	IVA	Unidades licitación 2 años	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos	OFERTA ECONÓMICA IVA INCLUIDO	Importe licitación Agrupación de lote	Importe oferta Agrupación de lote (iva incluido)	% bajada	PUNTUACIÓN OFERTA ECONÓMICA	Limite baja anormal	Baja anormal	PLAZO DE ENTREGA	PUNTOS PLAZO ENTREGA	CRITERIO MEDIOAMBIENTAL	Puntuación criterio medioambiental	PUNTUACIÓN TOTAL	ADJUDICATARIO PROPUESTO		
14	42	SU.PC.SANI.01.05.99.400005	E27042	FUNDA FOTOPROTECTORA P/ BOLSA INFUSION-Capacidad de la bolsa:[500-1000];	0,4389	21,00 %	27100	GRIFOLS MOVACO, S.A		REF: C-10/27 CIP: 1000219534 50	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas requeridas pero no aporta ventajas. En cuanto a facilidad de utilización la bolsa es de color amarillo por lo que la transparencia es muy limitada lo que no facilita una correcta lectura de la etiqueta y del código de barras de la preparación, también la dimensión de la bolsa hace que se no adapte a varios formatos de las bolsas de infusión. En cuanto a seguridad de uso y resultados no nos permite ver las características de la infusión a perfundir (Turbidez, transparencia, color,...). Rendimiento y eficacia son adecuados considerando que cumple con el fin perseguido al que va destinado.	0															
14	41	SU.PC.SANI.01.05.99.400005	E27067	FUNDA FOTOPROTECTORA P/ BOLSA INFUSION-Capacidad de la bolsa:[250-500];	0,313559	21,00 %	30200	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.		REF: 5ADMD09045 S CIP: 1001463433 14	Oferta muy buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización la bolsa es totalmente transparente lo que permite correctamente lectura de la etiqueta y el código de barras de la preparación, también la dimensión de la bolsa hace que se adapte mejor a varios formatos de suero. En cuanto a seguridad de uso su transparencia nos permite ver las características de la medicación preparada (Turbidez, transparencia, color,...). Rendimiento y eficacia son adecuados considerando que cumple con el fin perseguido al que va destinado.	40	0,310970														
14	42	SU.PC.SANI.01.05.99.400005	E27042	FUNDA FOTOPROTECTORA P/ BOLSA INFUSION-Capacidad de la bolsa:[500-1000];	0,4389	21,00 %	27100	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.		REF: CHD00004 CIP: 1000209606 22	Oferta muy buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización la bolsa es amarilla pero permite ver correctamente lectura de la etiqueta y el código de barras de la preparación, también la dimensión de la bolsa hace que se adapte mejor a varios formatos de bolsa de infusión. En cuanto a seguridad de uso su mayor transparencia respecto a las ofertas de OIARSO Y GRIFOLS nos permite ver las características de la infusión a perfundir (Turbidez, transparencia, color,...). Rendimiento y eficacia son adecuados considerando que cumple con el fin perseguido al que va destinado.	40	0,310970														
14	41	SU.PC.SANI.01.05.99.400005	E27067	FUNDA FOTOPROTECTORA P/ BOLSA INFUSION-Capacidad de la bolsa:[250-500];	0,313559	21,00 %	30200	OIARSO, S.COOP		REF: 295.61 CIP: 1001571361 32	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas requeridas pero no aporta ventajas. En cuanto a facilidad de utilización la bolsa es de color amarillo por lo que la transparencia es limitada lo que no facilita una correcta lectura de la etiqueta y del código de barras de la preparación, también la dimensión de la bolsa hace que se no adapte a varios formatos de las bolsas de infusión. En cuanto a seguridad de uso y resultados no nos permite ver las características de la infusión a perfundir (Turbidez, transparencia, color,...). Rendimiento y eficacia son adecuados considerando que cumple con el fin perseguido al que va destinado.	0															
14	42	SU.PC.SANI.01.05.99.400005	E27042	FUNDA FOTOPROTECTORA P/ BOLSA INFUSION-Capacidad de la bolsa:[500-1000];	0,4389	21,00 %	27100	OIARSO, S.COOP		REF: 295.65 CIP: 1001571763 38	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas requeridas pero no aporta ventajas. En cuanto a facilidad de utilización la bolsa es de color amarillo por lo que la transparencia es limitada lo que no facilita una correcta lectura de la etiqueta y del código de barras de la preparación, también la dimensión de la bolsa hace que se no adapte a varios formatos de las bolsas de infusión. En cuanto a seguridad de uso y resultados no nos permite ver las características de la infusión a perfundir (Turbidez, transparencia, color,...). Rendimiento y eficacia son adecuados considerando que cumple con el fin perseguido al que va destinado.	0															
14				VALORACIÓN TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 14				GRIFOLS MOVACO, S.A				0	Excluido por no superar umbral mínimo														
14				VALORACIÓN TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 14				INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.				40	21.363,67	17.818,58	16,59%	40	14.954,57	NO	PEDIDOS ORDINARIOS EN UN PLAZO MENOR O IGUAL A 48 HORAS	15	Presenta declaración responsable. No es certificado válido solicitado en el criterio	0	95,00	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.			
14				VALORACIÓN TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 14				OIARSO, S.COOP				0	Excluido por no superar umbral mínimo														
	43	SU.PC.SANI.01.05.00.300007	E79388	JERINGA PRECARGADA CON EMBOLO DE PRECISIÓN 10ml. CON TAPON DESINFECTANTE- Tipo de conexión:Luer-Lock;	0,647955	21,00 %	62000	B. BRAUN MEDICAL, S.A		REF: EM-35135765C CIP:1000983 63963	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, rendimiento y eficacia. Consiguiendo el fin al que va perseguido.	20	0,617100		4,76%	15		NO	PLAZO DE ENTREGA ORDINARIO DE 48 HORAS	15	Presenta declaración responsable y certificado FSC Chain of Custody a nombre de SaicaPack, si bien el certificado FSC está caducado desde diciembre de 2022.	0	50,00				

Código:	6hWMS716PFIRMAI rUnPWR5I2DXU8r3	Fecha:	09/02/2024
Firmado Por	FRANCISCO DE ASIS TRIVIÑO TARRADAS		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página:	18/39



ANEXO A RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN PAAM 4/23

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACION GC	precio unitario C/IVA	IVA	Unidades licitación 2 años	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos	OFERTA ECONÓMICA IVA INCLUIDO	Importe licitación Agrupación de lote	Importe oferta Agrupación de lote (iva incluido)	% bajada	PUNTAJACIÓN OFERTA ECONÓMICA	Limite baja anormal	Baja anormal	PLAZO DE ENTREGA	PUNTOS PLAZO ENTREGA	CRITERIO MEDIOAMBIENTAL	Puntuación criterio medioambiental	PUNTUACIÓN TOTAL	ADJUDICATARIO PROPUESTO
	43	SU.PC.SANI.01.05.00.300007	E79388	JERINGA PRECARGADA CON EMBOLO DE PRECISIÓN 10ml. CON TAPON DESINFECTANTE- Tipo de conexión:Luer-Lock;	0,647955	21,00 %	62000	MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.U		REF: EMZG711600 CIP: 100152966514	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, rendimiento y eficacia. Consiguiendo el fin al que va perseguido.	20	0,5702			12,00%	40	0,4452375	NO	ORD: 24 HORAS	15	Presenta ISO 14001:2015 expedido por BSI caducado y memoria de responsabilidad social corporativa. A pesar de que 1 de los certificados presentados son de los solicitados para acreditar el criterio medioambiental, no presentan en su alcance el uso de papel/cartón reciclado ni que el plástico sea biodegradable y además está caducado	0	75,00	MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.U
	44	SU.PC.SANI.01.05.00.350000	D95480	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISIÓN 50ml.-Tipo de Conexión:Luer;Color de la jeringa transparente;	0,4403	21,00 %	46300	AMEVISA, S.A.		REF:CH03050LE CIP:100161259582	Oferta muy buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y presenta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización son fáciles de retraer siendo manejables para los profesionales. En cuanto a seguridad de uso y resultados no presentan riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. Y su rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo la finalidad a la que va perseguida con una unidad de producto.	40	0,3509			20,30%	34,80128894		NO	ORD: 48 HORAS URG: 24 HORAS	15	Presenta Declaración responsable de FyF a favor de Amevisa, Declaración responsable de Amevisa y Política ambiental. No es uno de los certificados oficiales válidos solicitados en el criterio de adjudicación	0	89,80	
	44	SU.PC.SANI.01.05.00.350000	D95480	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISIÓN 50ml.-Tipo de Conexión:Luer;Color de la jeringa transparente;	0,4403	21,00 %	46300	BECTON DICKINSON S.A.U		REF:300866 CIP:100000343579	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización presenta cierta dureza a la hora de tirar del embolo lo que precisa mas fuerza del profesional. En cuanto a seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para paciente ni profesionales. Y su rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo el fin perseguido al que va destinado con una unidad de producto.	20	0,4114			6,56%	21		NO	ORD: 48 HORAS URG: 24 HORAS	15	Presenta declaración responsable y declaración responsable a nombre de Embecta.No es uno de los certificados oficiales válidos solicitados en el criterio de adjudicación	0	56,00	
	44	SU.PC.SANI.01.05.00.350000	D95480	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISIÓN 50ml.-Tipo de Conexión:Luer;Color de la jeringa transparente;	0,4403	21,00 %	46300	ENVASES FARMACEUTICOS, S.A		REF:J56 CIP:100070111203	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas requeridas pero no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización al llegar al final del trayecto de la jeringa el embolo sale solo sin ninguna resistencia lo que puede provocar que se salga el líquido. En cuanto a seguridad de uso y resultados si estamos trabajando con citostaticos supone un riesgo si se sale el líquido. En cuanto a rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo la finalidad perseguida con una unidad de producto.	0	Excluido por no superar umbral mínimo					0,245025							
	44	SU.PC.SANI.01.05.00.350000	D95480	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISIÓN 50ml.-Tipo de Conexión:Luer;Color de la jeringa transparente;	0,4403	21,00 %	46300	NACATUR 2 ESPAÑA, S.L.		REF:CCAR05002000 CIP: 100081267582	Oferta muy buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y presenta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización son fáciles de retraer siendo manejables para los profesionales. En cuanto a seguridad de uso y resultados no presentan riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. Y su rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo la finalidad a la que va perseguida con una unidad de producto.	40	0,29040			34,04%	38,05048335		NO	ORD: < O = 48 H. URG:24 H.	15	Presenta declaración responsable y declaración responsable empresa Italiana Medicazione. No es uno de los certificados oficiales válidos solicitados en el criterio de adjudicación	0	93,05	
	44	SU.PC.SANI.01.05.00.350000	D95480	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISIÓN 50ml.-Tipo de Conexión:Luer;Color de la jeringa transparente;	0,4403	21,00 %	46300	PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.		REF: 60ML CIP: 100013681990	Oferta muy buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y presenta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización son fáciles de retraer siendo manejables para los profesionales. En cuanto a seguridad de uso y resultados no presentan riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. Y su rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo la finalidad a la que va perseguida con una unidad de producto.	40	0,2541			42,29%	40		NO	ORD: < 24/48 H. URG: < 24 H.	15	Presenta declaración responsable AFCC a favor de empresa Hinojosa Packaging de producto 100% reciclable, ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 ambas caducadas, declaración responsable empresa PMH y declaración responsable empresa Procartón. A pesar de que 2 de los certificados presentados son de los solicitados para acreditar el criterio medioambiental, no presentan en su alcance el uso de papel/cartón reciclado ni que el plástico sea biodegradable y además están caducados	0	95,00	PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.
	45	SU.PC.SANI.01.05.00.350000	D93910	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISIÓN 50ml.-Tipo de Conexión:Luer-lock;Color de la jeringa transparente;	0,2541	21,00 %	27200	IBERIAN CARE 2016, S.L.		REF: 53PLL50C CIP: 100161036934	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización son fáciles de retraer siendo manejables para los profesionales. En cuanto a seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para pacientes ni profesionales. Y su rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo el fin al que va perseguido con una unidad de producto.	20	0,231000			9,09%	30		NO	Plazo de entrega ordinario 24 horas	15	Presenta declaración responsable, ISO 14001:2015 y Certificado FSC Chain of Custody en vigor.El certificado oficial expedido por SGS, en vigor, a nombre de Iberian Care es uno de los documentos válidos solicitados en el criterio de adjudicación medioambiental y presenta el siguiente alcance: FSCTM Chain-of-Custody. The company was assessed against the following standards: FSC-STD-40-004 V3-1 - Chain of Custody Certification. FSC-STD-50-001 Requirements for use of the FSC trademarks by Certificate Holders for the products detailed in the scope below: Compra de cajas de cartón FSC 100%, FSC MIX y FSC Reciclado para el envío de productos sanitarios, por el sistema de transferencia	5	70,00	IBERIAN CARE 2016, S.L.

Código:	6hWMS716PFIRMAI rUnPWR5I2DXU8r3		Fecha	09/02/2024
Firmado Por	FRANCISCO DE ASIS TRIVIÑO TARRADAS		Página	19/39
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/			



ANEXO A RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN PAAM 4/23

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIONGC	precio unitario C/IVA	IVA	Unidades licitación 2 años	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos	OFERTA ECONÓMICA IVA INCLUIDO	Importe licitación Agrupación de lote	Importe oferta Agrupación de lote (iva incluido)	% bajada	PUNTUACIÓN OFERTA ECONÓMICA	Limite baja anormal	Baja anormal	PLAZO DE ENTREGA	PUNTOS PLAZO ENTREGA	CRITERIO MEDIOAMBIENTAL	Puntuación criterio medioambiental	PUNTUACIÓN TOTAL	ADJUDICATARIO PROPUESTO
	45	SU.PC.SANI.01.05.00.350000	D93910	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 50ml.-Tipo de Conexión:luer-lock;Color de la jeringa: transparente;	0,2541	21,00 %	27200	NACATUR 2 ESPAÑA, S.L.		REF: CCAR05003000 CIP: 100081267885	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización son fáciles de retraer siendo manejables para los profesionales. En cuanto a seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para pacientes ni profesionales. Y su rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo el fin al que va perseguido con una unidad de producto.	20	0,24200			4,76%	15	0,175725	NO	ORD: < O = 48 H. URG:24 H.	15	Presenta declaración responsable y declaración responsable empresa Italiana Medicazione. No es uno de los certificados oficiales válidos solicitados en el criterio de adjudicación	0	50,00	
	45	SU.PC.SANI.01.05.00.350000	D93910	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 50ml.-Tipo de Conexión:luer-lock;Color de la jeringa: transparente;	0,2541	21,00 %	27200	PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.		REF: 50MLLL CIP: 100014322076	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización son fáciles de retraer siendo manejables para los profesionales. En cuanto a seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para pacientes ni profesionales. Y su rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo el fin al que va perseguido con una unidad de producto.	20	0,2299			9,52%	30	0,175725	NO	ORD: < 24/48 H. URG: < 24 H.	15	Presenta declaración responsable AFCC a favor de empresa Hinojosa Packaging de producto 100% reciclable, ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 ambas caducadas, declaración responsable empresa PMH y declaración responsable empresa Procartón. A pesar de que 2 de los certificados presentados son de solicitados para acreditar el criterio medioambiental, no presentan en su alcance el uso de papel/cartón reciclado ni que el plástico sea biodegradable y además están caducados	0	65,00	
	46	SU.PC.SANI.01.05.00.500000	E94951	JERINGA CONO CATETER 50ml.-Tipo de Conexión:cono catéter;Tipo de cono:cilindrica;	0,343035	21,00 %	89400	AMEVISA, S.A.		REF:CH0350 CLA CIP:100161259784	Oferta muy buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización esta graduada hasta 60 cc por lo que facilita su uso en caso de necesitar volúmenes mayores. El cono tiene un capuchón para su protección lo que facilita la higiene en el procedimiento. En cuanto a seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados. Y rendimiento y eficacia son adecuados. Cumple con el fin al que va perseguido	40	0,34243			0,18%	3	0,175725	NO	ORD: 48 HORAS URG: 24 HORAS	15	Presenta Declaración responsable de FyF a favor de Amevisa, Declaración responsable de Amevisa y Política ambiental. No es uno de los certificados oficiales válidos solicitados en el criterio de adjudicación	0	58,00	
	46	SU.PC.SANI.01.05.00.500000	E94951	JERINGA CONO CATETER 50ml.-Tipo de Conexión:cono catéter;Tipo de cono:cilindrica;	0,343035	21,00 %	89400	ENVASES FARMACEUTICOS, S.A		REF: JS8 CIP:100094620268	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización esta graduada hasta 60 cc por lo que facilita su uso en caso de necesitar volúmenes mayores, pero no dispone de capuchón protector del cono, lo que puede aumentar el riesgo de contaminación. En cuanto a seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados. Y rendimiento y eficacia son adecuados. Cumple con el fin al que va perseguido	20	0,1811			47,21%	40	0,175725	SI	ORD: < O = A 48 H. URG: 24 H.	15	Presenta declaración responsable. No es certificado válido solicitado en el criterio	0	75,00	
	46	SU.PC.SANI.01.05.00.500000	E94951	JERINGA CONO CATETER 50ml.-Tipo de Conexión:cono catéter;Tipo de cono:cilindrica;	0,343035	21,00 %	89400	IBERIAN CARE 2016, S.L.		REF: 53PCS0 CIP: 100161037045	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización no esta graduada hasta 60 cc lo que no facilita su uso en caso de necesitar volúmenes mayores, y no dispone de capuchón protector del cono, lo que puede aumentar el riesgo de contaminación. En cuanto a seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados. Y rendimiento y eficacia son adecuados. Cumple con el fin al que va perseguido	20	0,311850			9,09%	30	0,211835	NO	Plazo de entrega ordinario 24 horas	15	Presenta declaración responsable, ISO 14001:2015 y Certificado FSC Chain of Custody en vigor.El certificado oficial expedido por SGS, en vigor, a nombre de Iberian Care es uno de los documentos válidos solicitados en el criterio de adjudicación medioambiental y presenta el siguiente alcance: FSCTM Chain-of-Custody. The company was assessed against the following standards. FSC-STD-40-004 V3-1 - Chain of Custody Certification. FSC-STD-50-001 Requirements for use of the FSC trademarks by Certificate Holders for the products detailed in the scope below: Compra de cajas de cartón FSC 100%, FSC MIX y FSC Reciclado para el envío de productos sanitarios, por el sistema de transferencia	5	70,00	
	46	SU.PC.SANI.01.05.00.500000	E94951	JERINGA CONO CATETER 50ml.-Tipo de Conexión:cono catéter;Tipo de cono:cilindrica;	0,343035	21,00 %	89400	LAMBRA, S.L.		REF: CH03050C CIP: 100129303090	Oferta muy buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización esta graduada hasta 60 cc por lo que facilita su uso en caso de necesitar volúmenes mayores. El cono tiene un capuchón para su protección lo que facilita la higiene en el procedimiento. En cuanto a seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados. Y rendimiento y eficacia son adecuados. Cumple con el fin al que va perseguido	40	0,339			1,18%	6	0,211835	NO	48/72 HORAS	0	No aporta documentacion	0	46,00	
	46	SU.PC.SANI.01.05.00.500000	E94951	JERINGA CONO CATETER 50ml.-Tipo de Conexión:cono catéter;Tipo de cono:cilindrica;	0,343035	21,00 %	89400	NACATUR 2 ESPAÑA, S.L.		REF: CCAR05000000 CIP: 100081273048	Oferta muy buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización esta graduada hasta 60 cc por lo que facilita su uso en caso de necesitar volúmenes mayores. El cono tiene un capuchón para su protección lo que facilita la higiene en el procedimiento. En cuanto a seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados. Y rendimiento y eficacia son adecuados. Cumple con el fin al que va perseguido	40	0,26620			22,40%	34,74480501	0,211835	NO	ORD: < O = 48 H. URG:24 H.	15	Presenta declaración responsable y declaración responsable empresa Italiana Medicazione. No es uno de los certificados oficiales válidos solicitados en el criterio de adjudicación	0	89,74	

Código:	6hWMS716PFIRMAI rUnPWR5I2DXU8r3		Fecha	09/02/2024
Firmado Por	FRANCISCO DE ASIS TRIVIÑO TARRADAS			
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/		Página	20/39



ANEXO A RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN PAAM 4/23

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIONGC	precio unitario C/IVA	IVA	Unidades licitación 2 años	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos	OFERTA ECONÓMICA IVA INCLUIDO	Importe licitación Agrupación de lote	Importe oferta Agrupación de lote (iva incluido)	% bajada	PUNTUACIÓN OFERTA ECONÓMICA	Limite baja anormal	Baja anormal	PLAZO DE ENTREGA	PUNTOS PLAZO ENTREGA	CRITERIO MEDIOAMBIENTAL	Puntuación criterio medioambiental	PUNTUACIÓN TOTAL	ADJUDICATARIO PROPUESTO	
	46	SU.PC.SANI.01.05.00.500000	E94951	JERINGA CONO CATETER 50ml- Tipo de Conexión:cono catéter;Tipo de cono:cilindrica;	0,343035	21,00 %	89400	PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.		REF: C60ML CIP: 10001382005	Oferta muy buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización esta graduada hasta 60 cc por lo que facilita su uso en caso de necesitar volúmenes mayores. El cono tiene un capuchón para su protección lo que facilita la higiene en el procedimiento. En cuanto a seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados. Y rendimiento y eficacia son adecuados. Cumple con el fin al que va perseguido	40	0,2541			25,93%	35,4920184		NO	ORD: < 24/48 H. URG: < 24 H.	15	Presenta declaración responsable AFCC a favor de empresa Hinojosa Packaging de producto 100% reciclable, ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 ambas caducadas, declaración responsable empresa PMH y declaración responsable empresa Procartón. A pesar de que 2 de los certificados presentados son de solicitados para acreditar el criterio medioambiental, no presentan en su alcance el uso de papel/cartón reciclado ni que el plástico sea biodegradable y además están caducados	0	90,49	PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.	
	47	SU.PC.SANI.01.05.00.600003	D39514	JERINGA GASOMETRIA 3ml. C/AGUJA DE SEGURIDAD-Tipo de heparina:sólida;Tipo de Conexión:luer-lock;DIAMETRO DE LA AGUJA:[23-23];LONGITUD DE LA AGUJA:[0-30];	0,413929	21,00 %	302800	IHT MEDICAL, S.A		REF: 3322-95 CIP: 100014297518	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, rendimiento y eficacia. Consiguiendo el fin al que va perseguido.	20	0,9075			-119,24%	Excluido por superar importe de licitación									Desierto
	48	SU.PC.SANI.01.05.01.010000	C55491	EQUIPO GOTE0 CON TOMA DE AIRE-Tipo de conexión:luer-lock;TOMA DE INYECCION EN Y.no;Látex:no;PVC:si;	0,317625	21,00 %	1628400	B. BRAUN MEDICAL, S.A		REF: 4062957E CIP:100004702408	Oferta muy buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización el punzón perfora el suero de manera adecuada. No mantiene memoria de acodamiento lo que garantiza el suministro del flujo. La válvula de aire cumple su función. La rueda de regulación de flujo cumple su función y presenta menos dureza que la oferta de PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados. Y rendimiento y eficacia son adecuados cumpliendo el fin al que va perseguido	40	0,296450			6,67%	21		NO	PLAZO DE ENTREGA ORDINARIO DE 48 HORAS	15	Presenta declaración responsable y certificado FSC Chain of Custody a nombre de SaicaPack, si bien el certificado FSC está caducado desde diciembre de 2022.	0	76,00		
	48	SU.PC.SANI.01.05.01.010000	C55491	EQUIPO GOTE0 CON TOMA DE AIRE-Tipo de conexión:luer-lock;TOMA DE INYECCION EN Y.no;Látex:no;PVC:si;	0,317625	21,00 %	1628400	BECTON DICKINSON S.A.U		REF: NT-820-ELL180 CIP:100103471061	Oferta buena cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización el punzón perfora el suero de manera adecuada. No mantiene memoria de acodamiento lo que garantiza el suministro del flujo. La válvula de aire cumple su función. La rueda de regulación de flujo cumple su función pero presenta algo mas de dureza que las ofertas mejores valoradas. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados. Y rendimiento y eficacia son adecuados cumpliendo el fin al que va perseguido	20	0,2904			8,57%	27		NO	ORD: 48 HORAS URG: 24 HORAS	15	Presenta declaración responsable y declaración responsable a nombre de Embecta.No es uno de los certificados oficiales válidos solicitados en el criterio de adjudicación	0	62,00		
	48	SU.PC.SANI.01.05.01.010000	C55491	EQUIPO GOTE0 CON TOMA DE AIRE-Tipo de conexión:luer-lock;TOMA DE INYECCION EN Y.no;Látex:no;PVC:si;	0,317625	21,00 %	1628400	C.V. MEDICA, S.L.		REF: 8400030 CIP:100105722402	Oferta muy buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización el punzón perfora el suero de manera adecuada. No mantiene memoria de acodamiento lo que garantiza el suministro del flujo. La válvula de aire cumple su función. La rueda de regulación de flujo cumple su función y presenta menos dureza que la oferta de PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados. Y rendimiento y eficacia son adecuados cumpliendo el fin al que va perseguido	40	0,2137			32,72%	37,13648069		NO	24 HORAS	15	Presenta declaración responsable y FSC Chain of Custody en vigor hasta el 20/03/2024, emitido por NOA CERTIFICATION a nombre de Zouping Longta Printing CO. en vigor hasta el 20/03/2024 y alcance: PS-1 Cardboard packaging, FSC Mix PS-2 Corrugated paper packaging, FSC Mix, FSC Recycled PS-3 Sacks and bags of paper, FSC Mix P10 Other pulp and paper products n.e.c.*, FSC Mix, FSC Recycled Systems of controlling FSC claims: transfer FSC claims: FSC Mix; FSC Recycled Production site: East of Zhandian Village, Haosheng Subdistrict Office, Zouping City, Shandong Province	5	97,14	C.V. MEDICA, S.L.	
	48	SU.PC.SANI.01.05.01.010000	C55491	EQUIPO GOTE0 CON TOMA DE AIRE-Tipo de conexión:luer-lock;TOMA DE INYECCION EN Y.no;Látex:no;PVC:si;	0,317625	21,00 %	1628400	FARMABAN, S.A.		REF: 2602 CIP: 100007291642	Oferta muy buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización el punzón perfora el suero de manera adecuada. No mantiene memoria de acodamiento lo que garantiza el suministro del flujo. La válvula de aire cumple su función. La rueda de regulación de flujo cumple su función y presenta menos dureza que la oferta de PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados. Y rendimiento y eficacia son adecuados cumpliendo el fin al que va perseguido	40	0,189607			40,30%	38,79093562		NO	ORD: 24 HORAS	15	Presenta declaración responsable y declaración responsable empresa Grillka Cartonatges. No es uno de los certificados oficiales válidos solicitados en el criterio de adjudicación	0	93,79		

Código:	6hWMS716PFIRMAI rUnPWR5I2DXU8r3	Fecha	09/02/2024
Firmado Por	FRANCISCO DE ASIS TRIVIÑO TARRADAS		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	21/39



ANEXO A RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN PAAM 4/23

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIONGC	precio unitario C/IVA	IVA	Unidades licitación 2 años	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos	OFERTA ECONÓMICA IVA INCLUIDO	Importe licitación Agrupación de lote	Importe oferta Agrupación de lote (iva incluido)	% bajada	PUNTUACIÓN OFERTA ECONÓMICA	Limite baja anormal	Baja anormal	PLAZO DE ENTREGA	PUNTOS PLAZO ENTREGA	CRITERIO MEDIOAMBIENTAL	Puntuación criterio medioambiental	PUNTUACIÓN TOTAL	ADJUDICATARIO PROPUESTO	
	48	SU.PC.SANI.01.05.01.010000	C55491	EQUIPO GOTEJO CON TOMA DE AIRE-Tipo de conexión:luer-lock;TOMA DE INYECCION EN Y.no;Látexno;PVC;si;	0,317625	21,00 %	1628400	GARRIC MEDICA, S.L.		REF: 5510 CIP: 1001521267 32	Oferta muy buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización el punzón perfora el suero de manera adecuada. No mantiene memoria de acodamiento lo que garantiza el suministro del flujo. La válvula de aire cumple su función. La rueda de regulación de flujo cumple su función y presenta menos dureza que la oferta de PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados. Y rendimiento y eficacia son adecuados cumpliendo el fin al que va perseguido	40	0,172			45,85%	40	0,170879719	NO	24 HORAS	15	No aporta documentacion	0	95,00		
	48	SU.PC.SANI.01.05.01.010000	C55491	EQUIPO GOTEJO CON TOMA DE AIRE-Tipo de conexión:luer-lock;TOMA DE INYECCION EN Y.no;Látexno;PVC;si;	0,317625	21,00 %	1628400	IHT MEDICAL, S.A		REF: M018A1 CIP: 1000330814 55	Oferta muy buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización el punzón perfora el suero de manera adecuada. No mantiene memoria de acodamiento lo que garantiza el suministro del flujo. La válvula de aire cumple su función. La rueda de regulación de flujo cumple su función y presenta menos dureza que la oferta de PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados. Y rendimiento y eficacia son adecuados cumpliendo el fin al que va perseguido	40	0,2056			35,27%	37,69270386		NO	48 HORAS	15	Presenta declaración responsable. No es certificado válido solicitado en el criterio	0	92,69		
	48	SU.PC.SANI.01.05.01.010000	C55491	EQUIPO GOTEJO CON TOMA DE AIRE-Tipo de conexión:luer-lock;TOMA DE INYECCION EN Y.no;Látexno;PVC;si;	0,317625	21,00 %	1628400	NACATUR 2 ESPAÑA, S.L.		REF: BDIN0135A CIP: 1001612915 06	Oferta buena cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización, el punzón perfora el suero de manera adecuada. Mantiene memoria de acodamiento lo que puede hacer que se vea dificultado el suministro del flujo. La válvula de aire cumple su función. La rueda de regulación de flujo cumple su función pero presenta menos dureza que la oferta de PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados. Y rendimiento y eficacia son adecuados cumpliendo el fin al que va perseguido	20	0,18876			40,57%	38,84909871		NO	ORD: < O = 48 H. URG:24 H.	15	Presenta declaración responsable y declaración responsable empresa Italiana Medicazione. No es uno de los certificados oficiales válidos solicitados en el criterio de adjudicación	0	73,85		
	48	SU.PC.SANI.01.05.01.010000	C55491	EQUIPO GOTEJO CON TOMA DE AIRE-Tipo de conexión:luer-lock;TOMA DE INYECCION EN Y.no;Látexno;PVC;si;	0,317625	21,00 %	1628400	PALEX MEDICAL, S.A.		REF: 421065 CIP: 1000731430 27	No presenta muestras por lo que no se ha podido valorar	-	Excluido por no cumplir prescripciones técnicas													
	48	SU.PC.SANI.01.05.01.010000	C55491	EQUIPO GOTEJO CON TOMA DE AIRE-Tipo de conexión:luer-lock;TOMA DE INYECCION EN Y.no;Látexno;PVC;si;	0,317625	21,00 %	1628400	SMITHS MEDICAL ESPAÑA		REF: SG14-200 CIP: 1001489307 49	Oferta muy buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización el punzón perfora el suero de manera adecuada. No mantiene memoria de acodamiento lo que garantiza el suministro del flujo. La válvula de aire cumple su función y presenta menos dureza que la oferta de PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados. Y rendimiento y eficacia son adecuados cumpliendo el fin al que va perseguido	40	0,2662			16,19%	33,53133047		NO	No presenta compromiso de plazo de entrega ordinario	0	Presenta declaración responsable. No es certificado válido solicitado en el criterio	0	73,53		
	48	SU.PC.SANI.01.05.01.010000	C55491	EQUIPO GOTEJO CON TOMA DE AIRE-Tipo de conexión:luer-lock;TOMA DE INYECCION EN Y.no;Látexno;PVC;si;	0,317625	21,00 %	1628400	PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.		REF: 108.1627 CIP: 1000710332 16	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas requeridas pero no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización el punzón perfora el suero de manera adecuada. No mantiene memoria de acodamiento lo que garantiza el suministro del flujo. La válvula de aire cumple su función. La rueda de regulación de flujo cumple su función pero es especialmente dura, lo que no dificulta el uso de los profesionales máxime cuando haya que regular el flujo en varias ocasiones. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados. Y rendimiento y eficacia son adecuados cumpliendo el fin al que va perseguido	0	Excluido por no superar umbral mínimo													
	49	SU.PC.SANI.01.05.01.501000	E86499	REGULADOR DE FLUJO PARA EQUIPO GOTEJO-Libre de Ftalatos;Si;Tipo de conexión:luer-lock;Látexno;	0,520905	21,00 %	176000	FARMABAN, S.A.		REF: 2673 CIP:1000209 44266	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, rendimiento y eficacia. Consiguiendo el fin al que va perseguido.	20	0,520542			0,07%	3		NO	ORD: 24 HORAS	15	Presenta declaración responsable y declaración responsable empresa Grillka Cartonages. No es uno de los certificados oficiales válidos solicitados en el criterio de adjudicación	0	38,00		
	49	SU.PC.SANI.01.05.01.501000	E86499	REGULADOR DE FLUJO PARA EQUIPO GOTEJO-Libre de Ftalatos;Si;Tipo de conexión:luer-lock;Látexno;	0,520905	21,00 %	176000	GARRIC MEDICA, S.L.		REF:13164 CIP: 1001369274 03	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, rendimiento y eficacia. Consiguiendo el fin al que va perseguido.	20	0,4			23,21%	40		NO	24 HORAS	15	No aporta documentacion	0	75,00	GARRIC MEDICA, S.L.	
	49	SU.PC.SANI.01.05.01.501000	E86499	REGULADOR DE FLUJO PARA EQUIPO GOTEJO-Libre de Ftalatos;Si;Tipo de conexión:luer-lock;Látexno;	0,520905	21,00 %	176000	IHT MEDICAL, S.A		REF: 13115 CIP:1001216 54037	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, rendimiento y eficacia. Consiguiendo el fin al que va perseguido.	20	0,6049			-16,12%				48 HORAS	15	Presenta declaración responsable. No es certificado válido solicitado en el criterio	0	35,00		

Código:	6hWMS716PFIRMAI rUnPWR5I2DXU8r3	Fecha	09/02/2024
Firmado Por	FRANCISCO DE ASIS TRIVIÑO TARRADAS		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	22/39



ANEXO A RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN PAAM 4/23

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIONGC	precio unitario C/IVA	IVA	Unidades licitación 2 años	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos	OFERTA ECONÓMICA IVA INCLUIDO	Importe licitación Agrupación de lote	Importe oferta Agrupación de lote (iva incluido)	% bajada	PUNTAJACIÓN OFERTA ECONÓMICA	Limite baja anormal	Baja anormal	PLAZO DE ENTREGA	PUNTOS PLAZO ENTREGA	CRITERIO MEDIOAMBIENTAL	Puntuación criterio medioambiental	PUNTUACIÓN TOTAL	ADJUDICATARIO PROPUESTO
49	SU.PC.SANI.01.05.01.501000	E86499	REGULADOR DE FLUJO PARA EQUIPO GOTEÓ-Libre de Ftalatos:Si;Tipo de conexión:luer-lock;Látexno;	0,520905	21,00 %	176000	IZASA HOSPITAL, S.L.U	REF: L259000274 CIP: 100078845618		Oferta buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, rendimiento y eficacia. Consiguiendo el fin al que va perseguido.	20	0,506990			2,67%	9	0,35476225	NO	MENOS DE 48 H. PARA LOS PEDIDOS ORDINARIOS	15	Presenta ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e informe de sostenibilidad. A pesar de que 2 de los certificados presentados son de los solicitados para acreditar el criterio medioambiental, no presentan en su alcance el uso de papel/cartón reciclado ni que el plástico sea biodegradable	0	44,00		
49	SU.PC.SANI.01.05.01.501000	E86499	REGULADOR DE FLUJO PARA EQUIPO GOTEÓ-Libre de Ftalatos:Si;Tipo de conexión:luer-lock;Látexno;	0,520905	21,00 %	176000	LABORATORIOS CAIR ESPAÑA, S.L.U	REF: DF050M CIP: 100093384677		Oferta buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, rendimiento y eficacia. Consiguiendo el fin al que va perseguido.	20	0,478866			8,07%	27	0,35476225	NO	ORD: 48 HORAS URG: 24 HORAS	15	Presenta declaración responsable y declaración responsable empresa Inditecar Box. Ninguno de los documentos aportados es uno de los certificados oficiales válidos solicitados en el criterio de adjudicación	0	62,00		
49	SU.PC.SANI.01.05.01.501000	E86499	REGULADOR DE FLUJO PARA EQUIPO GOTEÓ-Libre de Ftalatos:Si;Tipo de conexión:luer-lock;Látexno;	0,520905	21,00 %	176000	OIARSO, S.COOP	REF: 139.07 CIP: 100135286721		Oferta buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, rendimiento y eficacia. Consiguiendo el fin al que va perseguido.	20	0,4235			18,70%	38,05632521	0,35476225	NO	ORD: 24/48 H. URG: < DE 24 H.	15	No aporta documentación	0	73,06		
49	SU.PC.SANI.01.05.01.501000	E86499	REGULADOR DE FLUJO PARA EQUIPO GOTEÓ-Libre de Ftalatos:Si;Tipo de conexión:luer-lock;Látexno;	0,520905	21,00 %	176000	PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.	REF: 308.2012 CIP: 100090099594		Oferta buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, rendimiento y eficacia. Consiguiendo el fin al que va perseguido.	20	0,5082			2,44%	9	0,35476225	NO	ORD: < 24/48 H. URG: < 24 H.	15	Presenta declaración responsable AFCQ a favor de empresa Hinojosa Packaging de producto 100% reciclable, ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 ambas caducadas, declaración responsable empresa PMH y declaración responsable empresa Procartón. A pesar de que 2 de los certificados presentados son de solicitados para acreditar el criterio medioambiental, no presentan en su alcance el uso de papel/cartón reciclado ni que el plástico sea biodegradable y además están caducados	0	44,00		
50	SU.PC.SANI.01.05.02.003000	B38668	LLAVE DE 3 PASOS - GC	0,143535	21,00 %	735000	AMEVISA, S.A.	REF:104000 44039 CIP:100161257461		Oferta buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, rendimiento y eficacia. Consiguiendo el fin al que va perseguido.	20	0,11979			16,54%	34,89234573	0,35476225	NO	ORD: 48 HORAS URG: 24 HORAS	15	Presenta Declaración responsable de PyF a favor de Amevisa, Declaración responsable de Amevisa y Política ambiental. No es uno de los certificados oficiales válidos solicitados en el criterio de adjudicación	0	69,89		
50	SU.PC.SANI.01.05.02.003000	B38668	LLAVE DE 3 PASOS - GC	0,143535	21,00 %	735000	C.V. MEDICA, S.L.	REF:840002 0 CIP:100107466115		Oferta buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, rendimiento y eficacia. Consiguiendo el fin al que va perseguido.	20	0,1410			1,77%	6	0,35476225	NO	24 HORAS	15	Presenta declaración responsable y FSC Chain of Custody en vigor hasta el 20/03/2024, emitido por NOA CERTIFICATION a nombre de Zouping Longa Printing CO. en vigor hasta el 20/03/2024 y alcance : PS.1 Cardboard packaging, FSC Mix PS.2 Corrugated paper packaging, FSC Mix, FSC Recycled PS.3 Sacks and bags of paper, FSC Mix P10 Other pulp and paper products n.e.c.*, FSC Mix, FSC Recycled Systems of controlling FSC claims: transfer FSC claims: FSC Mix; FSC Recycled Production site: East of Zhandian Village, Haosheng Subdistrict Office, Zouping City, Shandong Province	5	46,00		
50	SU.PC.SANI.01.05.02.003000	B38668	LLAVE DE 3 PASOS - GC	0,143535	21,00 %	735000	FARMABAN, S.A.	REF: 2651 CIP:100006894338		Oferta buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, rendimiento y eficacia. Consiguiendo el fin al que va perseguido.	20	0,12342			14,01%	34,14443185	0,35476225	NO	ORD: 24 HORAS	15	Presenta declaración responsable y declaración responsable empresa Grillka Cartonages. No es uno de los certificados oficiales válidos solicitados en el criterio de adjudicación	0	69,14		
50	SU.PC.SANI.01.05.02.003000	B38668	LLAVE DE 3 PASOS - GC	0,143535	21,00 %	735000	GARRIC MEDICA, S.L.	REF: TS001 CIP: 100125784448		Oferta buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, rendimiento y eficacia. Consiguiendo el fin al que va perseguido.	20	0,095			33,81%	40	0,093782063	NO	24 HORAS	15	No aporta documentación	0	75,00	GARRIC MEDICA, S.L.	
50	SU.PC.SANI.01.05.02.003000	B38668	LLAVE DE 3 PASOS - GC	0,143535	21,00 %	735000	IBERHOSPITEX, S.A.	REF: 004400 CIP: 100026778780		Oferta buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, rendimiento y eficacia. Consiguiendo el fin al que va perseguido.	20	0,1428			0,51%	3	0,093782063	NO	48 HORAS	15	Presenta declaración responsable. No es certificado válido solicitado en el criterio	0	38,00		

Código:	6hWMS716PFIRMAI rUnPWR5I2DXU8r3	Fecha	09/02/2024
Firmado Por	FRANCISCO DE ASIS TRIVIÑO TARRADAS	Página	23/39
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/		



ANEXO A RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN PAAM 4/23

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIONGC	precio unitario C/IVA	IVA	Unidades licitación 2 años	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos	OFERTA ECONÓMICA IVA INCLUIDO	Importe licitación Agrupación de lote	Importe oferta Agrupación de lote (iva incluido)	% bajada	PUNTUACIÓN OFERTA ECONÓMICA	Limite baja anormal	Baja anormal	PLAZO DE ENTREGA	PUNTOS PLAZO ENTREGA	CRITERIO MEDIOAMBIENTAL	Puntuación criterio medioambiental	PUNTUACIÓN TOTAL	ADJUDICATARIO PROPUESTO	
50	SU.PC.SANI.01.05.02.003000	B38668	B38668	LLAVE DE 3 PASOS - GC	0,143535	21,00 %	735000	IBERIAN CARE 2016, S.L.		REF: 1400044039 CIP: 100161096233	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, rendimiento y eficacia. Consiguiendo el fin al que va perseguido.	20	0,125232			12,75%	33,77109303		NO	Plazo de entrega ordinario 24 horas	15	Presenta declaración responsable, ISO 14001:2015 y Certificado FSC Chain of Custody en vigor.El certificado oficial expedido por SGS, en vigor, a nombre de Iberian Care es uno de los documentos válidos solicitados en el criterio de adjudicación medioambiental y presenta el siguiente alcance: FSCTM Chain-of-Custody. The company was assessed against the following standards: FSC-STD-40-004 V3-1 - Chain of Custody Certification. FSC-STD-50-001 Requirements for use of the FSC trademarks by Certificate Holders for the products detailed in the scope below: Compra de cajas de cartón FSC 100%, FSC MIX y FSC Reciclado para el envío de productos sanitarios, por el sistema de transferencia	5	73,77		
50	SU.PC.SANI.01.05.02.003000	B38668	B38668	LLAVE DE 3 PASOS - GC	0,143535	21,00 %	735000	KRAPE, S.A		REF: 180004 CIP: 100120269744	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, rendimiento y eficacia. Consiguiendo el fin al que va perseguido.	20	0,12			16,40%	34,84907798		NO	ORD: 48 HORAS URG: 24 HORAS	15	No aporta documentación	0	69,85		
50	SU.PC.SANI.01.05.02.003000	B38668	B38668	LLAVE DE 3 PASOS - GC	0,143535	21,00 %	735000	NACATUR 2 ESPAÑA, S.L.		REF: DCRU0000 CIP: 100070111506	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, rendimiento y eficacia. Consiguiendo el fin al que va perseguido.	20	0,13310			7,27%	24		NO	ORD: < O = 48 H. URG:24 H.	15	Presenta declaración responsable y declaración responsable empresa Italiana Medicazione. No es uno de los certificados oficiales válidos solicitados en el criterio de adjudicación	0	59,00		
50	SU.PC.SANI.01.05.02.003000	B38668	B38668	LLAVE DE 3 PASOS - GC	0,143535	21,00 %	735000	PALEX MEDICAL, S.A.		REF: 426723 CIP: 100090109404	No presenta muestras por lo que no se ha podido valorar	-														
50	SU.PC.SANI.01.05.02.003000	B38668	B38668	LLAVE DE 3 PASOS - GC	0,143535	21,00 %	735000	PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.		REF: 310.2750 CIP: 100120334105	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, rendimiento y eficacia. Consiguiendo el fin al que va perseguido.	20	0,1936	superar precio de licitación		-34,88%										
51	SU.PC.SANI.01.05.02.100001	F18233	F18233	LLAVE DE 3 PASOS CON LINEA EXTENSION < 50cm.-Conexión móvil 360º.No;Longitud de la línea:[0-25];	0,30492	21,00 %	194000	AMEVISA, S.A.		REF:184338 487F CIP:100161256754	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización la llave se gira fácilmente y la conexión distal que conecta con el sistema de suero tiene una longitud corta lo que puede dificultar su manipulación. No mantiene memoria de acodamiento lo que garantiza el suministro del flujo. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados. Rendimiento y eficacia son adecuados cumpliendo con el fin al que va destinado.	20	0,28919			5,16%	18		NO	ORD: 48 HORAS URG: 24 HORAS	15	Presenta Declaración responsable de FyF a favor de Amevisa, Declaración responsable de Amevisa y Política ambiental. No es uno de los certificados oficiales válidos solicitados en el criterio de adjudicación	0	53,00		
51	SU.PC.SANI.01.05.02.100001	F18233	F18233	LLAVE DE 3 PASOS CON LINEA EXTENSION < 50cm.-Conexión móvil 360º.No;Longitud de la línea:[0-25];	0,30492	21,00 %	194000	BECTON DICKINSON S.A.U		REF: L-303/15 CIP:100000369430	Oferta muy buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización la llave se gira fácilmente y la conexión distal que conecta con el sistema de suero tiene una longitud mayor que la oferta de AMEVISA lo que facilita su manipulación. No mantiene memoria de acodamiento lo que garantiza el suministro del flujo. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados. Rendimiento y eficacia son adecuados cumpliendo con el fin al que va destinado.	40	0,2904			4,76%	15		NO	ORD: 48 HORAS URG: 24 HORAS	15	Presenta declaración responsable y declaración responsable a nombre de Embecta.No es uno de los certificados oficiales válidos solicitados en el criterio de adjudicación	0	70,00		
51	SU.PC.SANI.01.05.02.100001	F18233	F18233	LLAVE DE 3 PASOS CON LINEA EXTENSION < 50cm.-Conexión móvil 360º.No;Longitud de la línea:[0-25];	0,30492	21,00 %	194000	C.V. MEDICA, S.L.		REF: 8400021 CIP:100106832414	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización la llave se gira fácilmente y la conexión distal que conecta con el sistema de suero tiene una longitud mayor que la oferta de AMEVISA lo que ayuda a su manipulación. No mantiene memoria de acodamiento lo que garantiza el suministro del flujo. La longitud de la línea es mas corta que las ofertas mejor valoradas lo que puede dificultar la manipulación y fijación. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados. Rendimiento y eficacia son adecuados cumpliendo con el fin al que va destinado.	20	0,2818			7,58%	24		NO	24 HORAS	15	Presenta declaración responsable y FSC Chain of Custody en vigor hasta el 20/03/2024, emitido por NOA CERTIFICATION a nombre de Zouping Longa Printing CO. en vigor hasta el 20/03/2024 y alcance : P5.1 Cardboard packaging, FSC Mix P5.2 Corrugated paper packaging, FSC Mix, FSC Recycled P5.3 Sacks and bags of paper, FSC Mix P10 Other pulp and paper products n.e.c.*; FSC Mix, FSC Recycled Systems of controlling FSC claims: transfer FSC claims: FSC Mix; FSC Recycled Production site: East of Zhandian Village, Haosheng Subdistrict Office, Zouping City, Shandong Province	5	64,00		

Código:	6hwMS716PFIRMAI rUnPWR5I2DXU8r3	Fecha	09/02/2024
Firmado Por	FRANCISCO DE ASIS TRIVIÑO TARRADAS	Página	24/39
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/		



ANEXO A RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN PAAM 4/23

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIONGC	precio unitario C/IVA	IVA	Unidades licitación 2 años	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos	OFERTA ECONÓMICA IVA INCLUIDO	Importe licitación Agrupación de lote	Importe oferta Agrupación de lote (iva incluido)	% bajada	PUNTUACIÓN OFERTA ECONÓMICA	Limite baja anormal	Baja anormal	PLAZO DE ENTREGA	PUNTOS PLAZO ENTREGA	CRITERIO MEDIOAMBIENTAL	Puntuación criterio medioambiental	PUNTUACIÓN TOTAL	ADJUDICATARIO PROPUESTO
	51	SU.PC.SANI.01.05.02.100001	F18233	LLAVE DE 3 PASOS CON LINEA EXTENSION < 50cm.-Conexión móvil 360º.No;Longitud de la línea:[0-25];	0,30492	21,00 %	194000	FARMABAN, S.A.		REF: 2660 CIP:1000068 83327	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización la llave se gira fácilmente y la conexión distal que conecta con el sistema de suero tiene una longitud corta lo que puede dificultar su manipulación. No mantiene memoria de acodamiento lo que garantiza el suministro del flujo. La longitud de la línea es mas corta que las ofertas mejor valoradas lo que puede dificultar la manipulación y fijación. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados. Rendimiento y eficacia son adecuados cumpliendo con el fin al que va destinado.	20	0,253495			16,87%	34,4785207		NO	ORD: 24 HORAS	15	Presenta declaración responsable y declaración responsable empresa Grillka Cartonages. No es uno de los certificados oficiales válidos solicitados en el criterio de adjudicación	0	69,47	
	51	SU.PC.SANI.01.05.02.100001	F18233	LLAVE DE 3 PASOS CON LINEA EXTENSION < 50cm.-Conexión móvil 360º.No;Longitud de la línea:[0-25];	0,30492	21,00 %	194000	GARRIC MEDICA, S.L.	VAR	REF: V10825 CIP:1001064 84499	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización la llave se gira fácilmente y la conexión distal que conecta con el sistema de suero tiene una longitud corta lo que puede dificultar su manipulación. No mantiene memoria de acodamiento lo que garantiza el suministro del flujo. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados. Rendimiento y eficacia son adecuados cumpliendo con el fin al que va destinado.	20	0,19			37,69%	40	0,08481282	NO	24 HORAS	15	No aporta documentacion	0	75,00	
	51	SU.PC.SANI.01.05.02.100001	F18233	LLAVE DE 3 PASOS CON LINEA EXTENSION < 50cm.-Conexión móvil 360º.No;Longitud de la línea:[0-25];	0,30492	21,00 %	194000	KRAPE, S.A		REF: 180030 CIP: 1001202941 91	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización la llave se gira fácilmente y la conexión distal que conecta con el sistema de suero tiene una longitud corta lo que puede dificultar su manipulación. No mantiene memoria de acodamiento lo que garantiza el suministro del flujo. La longitud de la línea es corta lo que puede dificultar la manipulación y fijación. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados. Rendimiento y eficacia son adecuados cumpliendo con el fin al que va destinado.	20	0,25			18,01%	34,77897668		NO	ORD: 48 HORAS URG: 24 HORAS	15	No aporta documentacion	0	69,78	
	51	SU.PC.SANI.01.05.02.100001	F18233	LLAVE DE 3 PASOS CON LINEA EXTENSION < 50cm.-Conexión móvil 360º.No;Longitud de la línea:[0-25];	0,30492	21,00 %	194000	NACATUR 2 ESPAÑA, S.L.		REF: DCPRO013 CIP: 1000701027 17	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización la llave se gira fácilmente y la conexión distal que conecta con el sistema de suero tiene una longitud corta lo que puede dificultar su manipulación. No mantiene memoria de acodamiento lo que garantiza el suministro del flujo. La longitud de la línea es corta lo que puede dificultar la manipulación y fijación. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados. Rendimiento y eficacia son adecuados cumpliendo con el fin al que va destinado.	20	0,29040			4,76%	15		NO	ORD: < O = 48 H. URG:24 H.	15	Presenta declaración responsable y declaración responsable empresa Italiana Medicazione. No es uno de los certificados oficiales válidos solicitados en el criterio de adjudicación	0	50,00	
	51	SU.PC.SANI.01.05.02.100001	F18233	LLAVE DE 3 PASOS CON LINEA EXTENSION < 50cm.-Conexión móvil 360º.No;Longitud de la línea:[0-25];	0,30492	21,00 %	194000	OIARSO, S.COOP		REF: 135.01 CIP: 1000719867 36	Oferta muy buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización la llave se gira fácilmente y la conexión distal que conecta con el sistema de suero tiene una longitud mayor que la oferta de AMEvisa lo que ayuda a su manipulación. No mantiene memoria de acodamiento lo que garantiza el suministro del flujo. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados. Rendimiento y eficacia son adecuados cumpliendo con el fin al que va destinado.	40	0,2783			8,73%	27		NO	ORD: 24/48 H. URG: < DE 24 H.	15	No aporta documentacion	0	82,00	OIARSO, S.COOP
	51	SU.PC.SANI.01.05.02.100001	F18233	LLAVE DE 3 PASOS CON LINEA EXTENSION < 50cm.-Conexión móvil 360º.No;Longitud de la línea:[0-25];	0,30492	21,00 %	194000	PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.		REF: 307.4427	Oferta muy buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización la llave se gira fácilmente y la conexión distal que conecta con el sistema de suero tiene una longitud mayor que la oferta de AMEvisa lo que ayuda a su manipulación. No mantiene memoria de acodamiento lo que garantiza el suministro del flujo. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados. Rendimiento y eficacia son adecuados cumpliendo con el fin al que va destinado.	40	0,2904			4,76%	15		NO	ORD: < 24/48 H. URG: < 24 H.	15	Presenta declaración responsable AFCC a favor de empresa Hinojosa Packaging de producto 100% reciclable, ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 ambas caducadas, declaración responsable empresa PMH y declaración responsable empresa Procartón. A pesar de que 2 de los certificados presentados son de solicitados para acreditar el criterio medioambiental, no presentan en su alcance el uso de papel/cartón reciclado ni que el plástico sea biodegradable y además están caducados	0	70,00	

Código:	6hWMS716PFIRMAI rUnPWR5I2DXU8r3	Fecha	09/02/2024
Firmado Por	FRANCISCO DE ASIS TRIVIÑO TARRADAS	Página	25/39
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/		



ANEXO A RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN PAAM 4/23

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIONGC	precio unitario C/IVA	IVA	Unidades licitación 2 años	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos	OFERTA ECONÓMICA IVA INCLUIDO	Importe licitación Agrupación de lote	Importe oferta Agrupación de lote (iva incluido)	% bajada	PUNTUACIÓN OFERTA ECONÓMICA	Limite baja anormal	Baja anormal	PLAZO DE ENTREGA	PUNTOS PLAZO ENTREGA	CRITERIO MEDIOAMBIENTAL	Puntuación criterio medioambiental	PUNTUACIÓN TOTAL	ADJUDICATARIO PROPUESTO
	51	SU.PC.SANI.01.05.02.100001	F18233	LLAVE DE 3 PASOS CON LINEA EXTENSION < 50cm.-Conexión móvil 360º.No;Longitud de la línea:[0-25];	0,30492	21,00 %	194000	PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.	VAR	REF: 307.2804 CIP: 1001316842 42	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización la llave se gira fácilmente. No mantiene memoria de acodamiento lo que garantiza el suministro del flujo. La longitud de la línea es mas corta que las ofertas mejor valoradas lo que puede dificultar la manipulación y fijación. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados. Rendimiento y eficacia son adecuados cumpliendo con el fin al que va destinado.	20	0,2904			4,76%	15		NO	ORD: < 24/48 H. URG: < 24 H.	15	Presenta declaración responsable AFCC a favor de empresa Hinojosa Packaging de producto 100% reciclable, ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 ambas caducadas, declaración responsable empresa PMH y declaración responsable empresa Procartón. A pesar de que 2 de los certificados presentados son de solicitados para acreditar el criterio medioambiental, no presentan en su alcance el uso de papel/cartón reciclado ni que el plástico sea biodegradable y además están caducados	0	50,00	
	52	SU.PC.SANI.01.05.02.300003	D61609	LINEA EXTENSION C/ VALVULA ANTIRRETORNO-Longitud de la línea:[0-25];	0,632074	21,00 %	26000	LABORATORIOS CAIR ESPAÑA, S.L.U		REF: PN3302KR CIP: 1000958394 72	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, rendimiento y eficacia. Consiguiendo el fin al que va perseguido.	20	0,602095			4,74%	15		NO	ORD: 48 HORAS URG: 24 HORAS	15	Presenta declaración responsable y declaración responsable empresa Inditecar Box. Ninguno de los documentos aportados es uno de los certificados oficiales válidos solicitados en el criterio de adjudicación	0	50,00	
	52	SU.PC.SANI.01.05.02.300003	D61609	LINEA EXTENSION C/ VALVULA ANTIRRETORNO-Longitud de la línea:[0-25];	0,632074	21,00 %	26000	PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.		REF: 301.3776 CIP: 1001292835 83	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, rendimiento y eficacia. Consiguiendo el fin al que va perseguido.	20	0,5929			6,20%	21	0,448123125	NO	ORD: < 24/48 H. URG: < 24 H.	15	Presenta declaración responsable AFCC a favor de empresa Hinojosa Packaging de producto 100% reciclable, ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 ambas caducadas, declaración responsable empresa PMH y declaración responsable empresa Procartón. A pesar de que 2 de los certificados presentados son de solicitados para acreditar el criterio medioambiental, no presentan en su alcance el uso de papel/cartón reciclado ni que el plástico sea biodegradable y además están caducados	0	56,00	PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.
	53	SU.PC.SANI.01.05.02.400006	E85668	SISTEMA MULTIPLE DE 4 LLAVES C/ ALARGADERA-Longitud de la línea:[0-25];	2,2869	21,00 %	2400	VGON, SAU		REF: 582794 CIP: 1000209320 43	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, rendimiento y eficacia. Consiguiendo el fin al que va perseguido.	20	2,2748			0,53%	3	1,59236	NO	48 H/24H URG.	15	No aporta documentacion	0	38,00	VGON, SAU
	54	SU.PC.SANI.01.05.03.010000	B38490	ADAPTADOR CATETER A SISTEMA EXTRACCION SANGRE-Látex;no;	0,086902	21,00 %	37000	IBERIAN CARE 2016, S.L.		REF: 593121190 CIP: 1001611675 53	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, rendimiento y eficacia. Consiguiendo el fin al que va perseguido.	20	0,07900211			9,09%	30	0,055301477	NO	Plazo de entrega ordinario 24 horas	15	Presenta declaración responsable, ISO 14001:2015 y Certificado FSC Chain of Custody en vigor. El certificado oficial expedido por SGS, en vigor, a nombre de Iberian Care es uno de los documentos válidos solicitados en el criterio de adjudicación medioambiental y presenta el siguiente alcance: FSCTM Chain-of-Custody. The company was assessed against the following standards. FSC-STD-40-004 V3-1 - Chain of Custody Certification. FSC-STD-50-001 Requirements for use of the FSC trademarks by Certificate Holders for the products detailed in the scope below: Compra de cajas de cartón FSC 100%, FSC MIX y FSC Reciclado para el envío de productos sanitarios, por el sistema de transferencia	5	70,00	IBERIAN CARE 2016, S.L.
	55	SU.PC.SANI.01.05.03.100000	B38859	CONEXION LUER-LOCK 1 VIA DOBLE BIFURCACION / CON MUELLE-VALVULA-Tipo de muelle-válvula:bidireccional;Tipo de presión del mecanismo:negativa;	1,90575	21,00 %	39800	B. BRAUN MEDICAL, S.A		REF: 4097145N CIP:1001246 17369	Oferta muy buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización presenta un espacio a nivel proximal que facilita la sujeción del dispositivo a la piel del paciente, lo que implica menor manipulación y previene la salida del catéter. El calibre tiene un grosor muy adecuado para evitar decúbitos en la piel del paciente. La ligereza del dispositivo hace que disminuya el riesgo de salida accidental del catéter principal. En seguridad de uso y resultados el espacio proximal descrito anterior previene el riesgo de infección, además la conexión antirreflejo luer lock fija cumple con el fin al que va destinado evitando salidas del fármaco. Rendimiento y eficacia adecuado. Consiguiendo el fin al que va perseguido.	40	1,790800			6,03%	21		NO	PLAZO DE ENTREGA ORDINARIO DE 48 HORAS	15	Presenta declaración responsable y certificado FSC Chain of Custody a nombre de SaicaPack, si bien el certificado FSC está caducado desde diciembre de 2022.	0	76,00	B. BRAUN MEDICAL, S.A

Código:	6hWMS716PFIRMAI rUnPWR5I2DXU8r3		Fecha	09/02/2024
Firmado Por	FRANCISCO DE ASIS TRIVIÑO TARRADAS			
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/		Página	26/39



ANEXO A RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN PAAM 4/23

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIONGC	precio unitario C/IVA	IVA	Unidades licitación 2 años	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos	OFERTA ECONÓMICA IVA INCLUIDO	Importe licitación Agrupación de lote	Importe oferta Agrupación de lote (iva incluido)	% bajada	PUNTUACIÓN OFERTA ECONÓMICA	Limite baja anormal	Baja anormal	PLAZO DE ENTREGA	PUNTOS PLAZO ENTREGA	CRITERIO MEDIOAMBIENTAL	Puntuación criterio medioambiental	PUNTUACIÓN TOTAL	ADJUDICATARIO PROPUESTO			
	55	SU.PC.SANI.01.05.03.100000	B38859	CONEXION LUER-LOCK 1 VIA DOBLE BIFURCACION / CON MUELLE-VALVULA-Tipo de muelle-válvula:bidireccional;Tipo de presión del mecanismo:negativa;	1,90575	21,00 %	39800	BECTON DICKINSON S.A.U		REF: 385161 CIP:1000133 36612	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas requeridas y no aporta ventajas. En cuanto a facilidad de utilización presenta un espacio a nivel proximal que facilita la sujeción del dispositivo a la piel del paciente, lo que implica menor manipulación y previene la salida del catéter. El calibre tiene un grosor mayor que la oferta de B. BRAUN lo que puede favorecer decúbitos en la piel del paciente. La ligereza del dispositivo es menor que la oferta de B. BRAUN lo que puede hacer que aumente el riesgo de salida accidental del catéter principal. En seguridad de uso y resultados el espacio proximal descrito anterior previene el riesgo de infección, la conexión antirreflejo luer lock NO es fija y se puede desenroscar durante la manipulación pudiendo provocar salidas del fármaco. Rendimiento y eficacia adecuado. Consiguiendo el fin al que va perseguido.	0																
	55	SU.PC.SANI.01.05.03.100000	B38859	CONEXION LUER-LOCK 1 VIA DOBLE BIFURCACION / CON MUELLE-VALVULA-Tipo de muelle-válvula:bidireccional;Tipo de presión del mecanismo:negativa;	1,90575	21,00 %	39800	BECTON DICKINSON S.A.U	VAR	REF:385163 CIP:1000309 40327	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas requeridas y no aporta ventajas. En cuanto a facilidad de utilización no presenta un espacio a nivel proximal lo que puede dificultar la sujeción del dispositivo a la piel del paciente, implicando mayor manipulación y posible salida del catéter. El calibre tiene un grosor adecuado lo que puede evitar decúbitos en la piel del paciente. La ligereza del dispositivo puede hacer que disminuya el riesgo de salida accidental del catéter principal. En seguridad de uso y resultados al no disponer del espacio proximal descrito anterior puede favorecer el riesgo de infección, la conexión antirreflejo luer lock NO es fija y se puede desenroscar durante la manipulación pudiendo provocar salidas del fármaco. Rendimiento y eficacia adecuado. Consiguiendo el fin al que va perseguido.	0																
	55	SU.PC.SANI.01.05.03.100000	B38859	CONEXION LUER-LOCK 1 VIA DOBLE BIFURCACION / CON MUELLE-VALVULA-Tipo de muelle-válvula:bidireccional;Tipo de presión del mecanismo:negativa;	1,90575	21,00 %	39800	ICU MEDICAL PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HOSPITALARIOS, S.L.		REF: 034- MC33239 CIP: 1001298028 38	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas requeridas y no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización no presenta un espacio a nivel proximal lo que puede dificultar la sujeción del dispositivo a la piel del paciente, lo que implica mayor manipulación y posibles salidas del catéter. El calibre tiene un grosor muy adecuado para evitar decúbitos en la piel del paciente. La ligereza del dispositivo hace que disminuya el riesgo de salida accidental del catéter principal. En seguridad de uso y resultados no dispone del espacio proximal lo que puede aumentar el riesgo de infección, además la conexión antirreflejo luer lock fija cumple con el fin al que va destinado evitando salidas del fármaco. Rendimiento y eficacia adecuado. Consiguiendo el fin al que va perseguido.	0																
	55	SU.PC.SANI.01.05.03.100000	B38859	CONEXION LUER-LOCK 1 VIA DOBLE BIFURCACION / CON MUELLE-VALVULA-Tipo de muelle-válvula:bidireccional;Tipo de presión del mecanismo:negativa;	1,90575	21,00 %	39800	ICU MEDICAL PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HOSPITALARIOS, S.L.	VAR	REF: 034- C3316 CIP: 1001292541 96	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización presenta un espacio a nivel proximal mas pequeño que la oferta de B. BRAUN lo que puede disminuir la facilidad a la sujeción del dispositivo a la piel del paciente, lo que implica menor manipulación y previene la salida del catéter. El calibre tiene un grosor muy adecuado para evitar decúbitos en la piel del paciente. La ligereza del dispositivo hace que disminuya el riesgo de salida accidental del catéter principal. En seguridad de uso y resultados el espacio proximal descrito anterior previene el riesgo de infección, además la conexión antirreflejo luer lock fija cumple con el fin al que va destinado evitando salidas del fármaco. Rendimiento y eficacia adecuado. Consiguiendo el fin al que va perseguido.	20	1,94	superar precio de licitación	-1,80%													
	55	SU.PC.SANI.01.05.03.100000	B38859	CONEXION LUER-LOCK 1 VIA DOBLE BIFURCACION / CON MUELLE-VALVULA-Tipo de muelle-válvula:bidireccional;Tipo de presión del mecanismo:negativa;	1,90575	21,00 %	39800	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.		REF: A2010 CIP: 1001047925 09	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas requeridas y no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización no presenta un espacio a nivel proximal lo que puede dificultar la sujeción del dispositivo a la piel del paciente, lo que implica mayor manipulación y posibles salidas del catéter. El calibre tiene un grosor muy adecuado para evitar decúbitos en la piel del paciente. La ligereza del dispositivo hace que disminuya el riesgo de salida accidental del catéter principal. La longitud de las bifurcaciones es muy corta lo que dificulta la manipulación y riesgo de infección y salida del catéter. En seguridad de uso y resultados no dispone del espacio proximal lo que puede aumentar el riesgo de infección, además la conexión antirreflejo luer lock fija cumple con el fin al que va destinado evitando salidas del fármaco. Rendimiento y eficacia adecuado. Consiguiendo el fin al que va perseguido.	0																

Código:	6hWMS716PFIRMAI rUnPWR5I2DXU8r3	Fecha	09/02/2024
Firmado Por	FRANCISCO DE ASIS TRIVIÑO TARRADAS	Página	27/39
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/		



ANEXO A RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN PAAM 4/23

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIONGC	precio unitario C/IVA	IVA	Unidades licitación 2 años	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos	OFERTA ECONÓMICA IVA INCLUIDO	Importe licitación Agrupación de lote	Importe oferta Agrupación de lote (iva incluido)	% bajada	PUNTUACIÓN OFERTA ECONÓMICA	Limite baja anormal	Baja anormal	PLAZO DE ENTREGA	PUNTOS PLAZO ENTREGA	CRITERIO MEDIOAMBIENTAL	Puntuación criterio medioambiental	PUNTUACIÓN TOTAL	ADJUDICATARIO PROPUESTO			
	55	SU.PC.SANI.01.05.03.100000	B38859	CONEXION LUER-LOCK 1 VIA DOBLE BIFURCACION / CON MUELLE-VALVULA-Tipo de muelle-válvula:bidireccional;Tipo de presión del mecanismo:negativa;	1,90575	21,00 %	39800	VGON, SAU		REF: 684121 CIP: 1001356830 34	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas requeridas y no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización no presenta un espacio a nivel proximal lo que puede dificultar la sujeción del dispositivo a la piel del paciente, lo que implica mayor manipulación y posibles salidas del catéter. El calibre tiene un grosor muy adecuado para evitar decúbitos en la piel del paciente. La ligereza del dispositivo hace que disminuya el riesgo de salida accidental del catéter principal. En seguridad de uso y resultados no dispone del espacio proximal lo que puede aumentar el riesgo de infección, además la conexión antirreflejo luer lock fija cumple con el fin al que va destinado evitando salidas del fármaco. Rendimiento y eficacia adecuada. Consiguiendo el fin al que va perseguido.	0																
	56	SU.PC.SANI.01.05.03.100006	D35174	CONEXION LUER-LOCK 1 VIA CON MUELLE-VALVULA BIDIRECCIONAL-Tipo de muelle-válvula:bidireccional;Tipo de presión del mecanismo:neutra;	0,343035	21,00 %	200000	ICU MEDICAL PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HOSPITALARIOS, S.L.		REF: 011-MC100 CIP: 1000822594 01	Oferta muy buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización el sistema de conexión es rápido y fácil, el racor de la jeringa entra por completo en el extremo distal del bioconector lo que disminuye el riesgo de conexiones accidentales. Seguridad de uso y resultados tiene una conexión segura evitando que la jeringa se desconecte del bioconector. Rendimiento es adecuado consiguiendo el fin perseguido con una unidad de producto. Y eficacia es adecuada	40	0,33			3,80%	12		NO	ORDINARIOS 24 H.	15	Presenta declaración responsable. No es certificado válido solicitado en el criterio	0	67,00				
	56	SU.PC.SANI.01.05.03.100006	D35174	CONEXION LUER-LOCK 1 VIA CON MUELLE-VALVULA BIDIRECCIONAL-Tipo de muelle-válvula:bidireccional;Tipo de presión del mecanismo:neutra;	0,343035	21,00 %	200000	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.		REF: A1010N CIP: 1001568679 12	Oferta muy buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización el sistema de conexión es rápido y fácil, el racor de la jeringa entra por completo en el extremo distal del bioconector lo que disminuye el riesgo de conexiones accidentales. Seguridad de uso y resultados tiene una conexión segura evitando que la jeringa se desconecte del bioconector. Rendimiento es adecuado consiguiendo el fin perseguido con una unidad de producto. Y eficacia es adecuada	40	0,338800			1,23%	6		NO	PEDIDOS ORDINARIOS EN UN PLAZO MENOR O IGUAL A 48 HORAS	15	Presenta declaración responsable. No es certificado válido solicitado en el criterio	0	61,00				
	56	SU.PC.SANI.01.05.03.100006	D35174	CONEXION LUER-LOCK 1 VIA CON MUELLE-VALVULA BIDIRECCIONAL-Tipo de muelle-válvula:bidireccional;Tipo de presión del mecanismo:neutra;	0,343035	21,00 %	200000	LABORATORIOS CAIR ESPAÑA, S.L.U		REF: EL200	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización el sistema de conexión presenta mayor resistencia que las ofertas mejor valoradas a la hora de conectar la jeringa con el bioconector, el racor de la jeringa no entra por completo en el extremo distal del bioconector lo que puede aumentar el riesgo de conexiones accidentales. Seguridad de uso y resultados tiene una conexión segura evitando que la jeringa se desconecte del bioconector. Rendimiento se puede ver comprometido y tener que utilizar mas de una unidad para conseguir el fin al que va destinado. Y eficacia es adecuada	0																
	56	SU.PC.SANI.01.05.03.100006	D35174	CONEXION LUER-LOCK 1 VIA CON MUELLE-VALVULA BIDIRECCIONAL-Tipo de muelle-válvula:bidireccional;Tipo de presión del mecanismo:neutra;	0,343035	21,00 %	200000	PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.		REF: 806.4409	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización el sistema de conexión presenta mayor resistencia que las ofertas mejor valoradas a la hora de conectar la jeringa con el bioconector, el racor de la jeringa no entra por completo en el extremo distal del bioconector lo que puede aumentar el riesgo de conexiones accidentales. Seguridad de uso y resultados tiene una conexión segura evitando que la jeringa se desconecte del bioconector. Rendimiento se puede ver comprometido y tener que utilizar mas de una unidad para conseguir el fin al que va destinado. Y eficacia es adecuada	0																
	56	SU.PC.SANI.01.05.03.100006	D35174	CONEXION LUER-LOCK 1 VIA CON MUELLE-VALVULA BIDIRECCIONAL-Tipo de muelle-válvula:bidireccional;Tipo de presión del mecanismo:neutra;	0,343035	21,00 %	200000	PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.	VAR	REF: 806.2897 CIP: 1001306502 08	Oferta muy buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización el sistema de conexión es rápido y fácil, el racor de la jeringa entra por completo en el extremo distal del bioconector lo que disminuye el riesgo de conexiones accidentales. Seguridad de uso y resultados tiene una conexión segura evitando que la jeringa se desconecte del bioconector. Rendimiento es adecuado consiguiendo el fin perseguido con una unidad de producto. Y eficacia es adecuada	40	0,31944			6,88%	21		NO	ORD: < 24/48 H. URG: < 24 H.	15	Presenta declaración responsable AFCC a favor de empresa Hinojosa Packaging de producto 100% reciclable, ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 ambas caducadas, declaración responsable empresa PMH y declaración responsable empresa Procartón. A pesar de que 2 de los certificados presentados son de solicitados para acreditar el criterio medioambiental, no presentan en su alcance el uso de papel/cartón reciclado ni que el plástico sea biodegradable y además están caducados	0	76,00	PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.			
	57	SU.PC.SANI.01.05.03.101000	E69225	CONEXION LUER-LOCK 1 VIA CON MUELLE-VALVULA UNIDIRECCIONAL-Tipo de muelle-válvula:unidireccional;Tipo de presión del mecanismo:negativa;	0,444675	21,00 %	6200	BECTON DICKINSON S.A.U		REF:043022 43317 CIP:1000999 86552	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables, en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, rendimiento y eficacia consiguiendo el fin al que va perseguido consiguiendo la finalidad a la que va destinada	20	0,42955			3,40%	12		NO	ORD: 48 HORAS URG: 24 HORAS	15	Presenta declaración responsable y declaración responsable a nombre de Embecta.No es uno de los certificados oficiales válidos solicitados en el criterio de adjudicación	0	47,00				

Código:	6hWMS716PFIRMAI rUnPWR5I2DXU8r3	Fecha	09/02/2024
Firmado Por	FRANCISCO DE ASIS TRIVIÑO TARRADAS	Página	28/39
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/		



ANEXO A RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN PAAM 4/23

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIONGC	precio unitario C/IVA	IVA	Unidades licitación 2 años	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos	OFERTA ECONÓMICA IVA INCLUIDO	Importe licitación Agrupación de lote	Importe oferta Agrupación de lote (iva incluido)	% bajada	PUNTUACIÓN OFERTA ECONÓMICA	Limite baja anormal	Baja anormal	PLAZO DE ENTREGA	PUNTOS PLAZO ENTREGA	CRITERIO MEDIOAMBIENTAL	Puntuación criterio medioambiental	PUNTUACIÓN TOTAL	ADJUDICATARIO PROPUESTO	
	57	SU.PC.SANI.01.05.03.101000	E69225	CONEXION LUER-LOCK 1 VIA CON MUELLE-VALVULA UNIDIRECCIONAL-Tipo de muelle válvula:unidireccional;Tipo de presión del mecanismo:negativa;	0,444675	21,00 %	6200	LABORATORIOS CAIR ESPAÑA, S.L.U		REF: KR370	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables, en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, rendimiento y eficacia consiguiendo el fin al que va perseguido consiguiendo la finalidad a la que va destinada	20	0,358398			19,40%	40	0,2954805	NO	ORD: 48 HORAS URG: 24 HORAS	15	Presenta declaración responsable y declaración responsable empresa Inditecar Box. Ninguno de los documentos aportados es uno de los certificados oficiales válidos solicitados en el criterio de adjudicación	0	75,00	LABORATORIOS CAIR ESPAÑA, S.L.U	
	58	SU.PC.SANI.01.05.03.110000	E40707	CONEXION LUER-LOCK-Tipo de terminales:DOBLE CONECTOR GIRATORIO LUER LOCK MACHO-MACHO;	1,932709	21,00 %	3600	YGON, SAU		REF: 89300 CIP: 1000003499 33	Oferta buena, cumple características técnicas solicitadas, considerándose que aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, y rendimiento y eficacia, considerándose que cumple con el fin al que va perseguido con una unidad de producto	20	1,3310			31,13%	40	1,3528963	SI	48 H/24H URG.	15	No aporta documentación	0	75,00	DESIERTO. VIGON no justifica baja anormal	
	58	SU.PC.SANI.01.05.03.110000	E40707	CONEXION LUER-LOCK-Tipo de terminales:DOBLE CONECTOR GIRATORIO LUER LOCK MACHO-MACHO;	1,932709	21,00 %	3600	PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.		REF: 312.2610	Oferta no cumple características técnicas solicitadas, se pide una conexión luer-lock tipo de terminales doble conector giratorio. Pero la oferta presentada no tiene conexión giratoria	-	Excluido por no cumplir prescripciones técnicas													
	59	SU.PC.SANI.01.05.03.200001	F47070	TAPÓN OBTURACIÓN CON DESINFECTANTE/ en tiras-Tipo de conexión:Luier/Lock (biocconector);	0,251051	21,00 %	30200	3M ESPAÑA, S.L.		REF: CFF10-250R	Ofertas buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización tiene un tamaño adecuado para líneas medias tipo PICC a diferencia de la oferta de MERIT MEDICAL SPAIN, lo que es mas cómodo para el paciente. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo con el fin al que va perseguido.	20	0,2299			8,42%	27		NO	ORD: 48 HORAS URG: 24 HORAS	15	Presenta declaración responsable, ISO 14001:2015.Aunque es uno de los certificados válidos solicitados en el criterio de adjudicación medioambiental, no presenta en su alcance el uso de papel/cartón reciclado ni que el plástico sea biodegradable	0	62,00		
	59	SU.PC.SANI.01.05.03.200001	F47070	TAPÓN OBTURACIÓN CON DESINFECTANTE/ en tiras-Tipo de conexión:Luier/Lock (biocconector);	0,251051	21,00 %	30200	BECTON DICKINSON S.A.U		REF: 306599 CIP:1001407 05576	Ofertas buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización tiene un tamaño adecuado para líneas medias tipo PICC a diferencia de la oferta de MERIT MEDICAL SPAIN, lo que es mas cómodo para el paciente. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo con el fin al que va perseguido.	20	0,2510508			0,00%	0		NO	ORD: 48 HORAS URG: 24 HORAS	15	Presenta declaración responsable y declaración responsable a nombre de Embecta.No es uno de los certificados oficiales válidos solicitados en el criterio de adjudicación	0	35,00		
	59	SU.PC.SANI.01.05.03.200001	F47070	TAPÓN OBTURACIÓN CON DESINFECTANTE/ en tiras-Tipo de conexión:Luier/Lock (biocconector);	0,251051	21,00 %	30200	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.		REF: C100 CIP: 1001362032 99	Ofertas buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización tiene un tamaño adecuado para líneas medias tipo PICC a diferencia de la oferta de MERIT MEDICAL SPAIN, lo que es mas cómodo para el paciente. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo con el fin al que va perseguido.	20	0,210540			16,14%	40	0,1728727	NO	PEDIDOS ORDINARIOS EN UN PLAZO MENOR O IGUAL A 48 HORAS	15	Presenta declaración responsable. No es certificado válido solicitado en el criterio	0	75,00	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	
	59	SU.PC.SANI.01.05.03.200001	F47070	TAPÓN OBTURACIÓN CON DESINFECTANTE/ en tiras-Tipo de conexión:Luier/Lock (biocconector);	0,251051	21,00 %	30200	MERIT MEDICAL SPAIN, SLU		REF: 550-LB CIP: 1001254632 04	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas requeridas y no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización tener un tamaño mayor que cuando se coloque en líneas medias tipo PICC puede resultar incomodo para el paciente debido a su tamaño. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para pacientes ni profesional. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo el fin al que va perseguido	0	Excluido por no superar umbral mínimo													
	60	SU.PC.SANI.01.05.03.202000	D38745	TAPON OBTURACION LUER-LOCK Tipo de muelle-válvula:sin mecanismo;Tipo de presión del mecanismo:sin mecanismo;	0,02541	21,00 %	336700	BECTON DICKINSON S.A.U		REF:TP-X CIP:1001602 56359	Oferta buena, cumple características técnicas solicitadas, considerándose que aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, y rendimiento y eficacia, considerándose que cumple con el fin al que va perseguido con una unidad de producto	20	0,02299			9,52%	30		NO	ORD: 48 HORAS URG: 24 HORAS	15	Presenta declaración responsable y declaración responsable a nombre de Embecta.No es uno de los certificados oficiales válidos solicitados en el criterio de adjudicación	0	65,00	BECTON DICKINSON S.A.U	
	60	SU.PC.SANI.01.05.03.202000	D38745	TAPON OBTURACION LUER-LOCK Tipo de muelle-válvula:sin mecanismo;Tipo de presión del mecanismo:sin mecanismo;	0,02541	21,00 %	336700	OIARSO, S.COOP		REF: 004.04 CIP: 1000695904 22	Oferta buena, cumple características técnicas solicitadas, considerándose que aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, y rendimiento y eficacia, considerándose que cumple con el fin al que va perseguido con una unidad de producto	20	0,0242			4,76%	15		NO	ORD: 24/48 H. URG: < DE 24 H.	15	No aporta documentación	0	50,00		
	60	SU.PC.SANI.01.05.03.202000	D38745	TAPON OBTURACION LUER-LOCK Tipo de muelle-válvula:sin mecanismo;Tipo de presión del mecanismo:sin mecanismo;	0,02541	21,00 %	336700	PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.		REF: 806.0667 CIP: 1000003820 68	Oferta buena, cumple características técnicas solicitadas, considerándose que aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, y rendimiento y eficacia, considerándose que cumple con el fin al que va perseguido con una unidad de producto	20	0,023595			7,14%	24	0,01769625	NO	ORD: < 24/48 H. URG: < 24 H.	15	Presenta declaración responsable AFCQ a favor de empresa Hinojosa Packaging de producto 100% reciclable, ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 ambas caducadas, declaración responsable empresa PMH y declaración responsable empresa Procartón. A pesar de que 2 de los certificados presentados son de solicitados para acreditar el criterio medioambiental, no presentan en su alcance el uso de papel/cartón reciclado ni que el plástico sea biodegradable y además están caducados	0	59,00		
	61	SU.PC.SANI.01.05.03.203000	C77481	TAPON OBTURACION LUER-LOCK COMBI-Tipo de muelle-válvula:sin mecanismo;Tipo de presión del mecanismo:sin mecanismo;	0,041558	21,00 %	80200	BECTON DICKINSON S.A.U		REF:TP-MF CIP:1000003 48620	Oferta buena, cumple características técnicas solicitadas, considerándose que aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, y rendimiento y eficacia, considerándose que cumple con el fin al que va perseguido con una unidad de producto	20	0,0363			12,65%	34,64980545		NO	ORD: 48 HORAS URG: 24 HORAS	15	Presenta declaración responsable y declaración responsable a nombre de Embecta.No es uno de los certificados oficiales válidos solicitados en el criterio de adjudicación	0	69,65		

Código:	6hWMS716PFIRMAI rUnPWR5I2DXU8r3		Fecha	09/02/2024
Firmado Por	FRANCISCO DE ASIS TRIVIÑO TARRADAS			
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/		Página	29/39



ANEXO A RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN PAAM 4/23

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIONGC	precio unitario C/IVA	IVA	Unidades licitación 2 años	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos	OFERTA ECONÓMICA IVA INCLUIDO	Importe licitación Agrupación de lote	Importe oferta Agrupación de lote (iva incluido)	% bajada	PUNTUACIÓN OFERTA ECONÓMICA	Limite baja anormal	Baja anormal	PLAZO DE ENTREGA	PUNTOS PLAZO ENTREGA	CRITERIO MEDIOAMBIENTAL	Puntuación criterio medioambiental	PUNTUACIÓN TOTAL	ADJUDICATARIO PROPUESTO
61	SU.PC.SANI.01.05.03.203000	C7481	TAPON OBTURACION LUER-LOCK COMBI-Tipo de muelle-válvula:sin mecanismo;Tipo de presión del mecanismo:sin mecanismo;	0,041558	21,00 %	80200	OIARSO, S.COOP		REF: 006.04 CIP: 1000692635 20	Oferta buena, cumple características técnicas solicitadas, considerándose que aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, y rendimiento y eficacia, considerándose que cumple con el fin al que va perseguido con una unidad de producto	20	0,03025			27,21%	40		NO	ORD: 24/48 H. URG: < DE 24 H.	15	No aporta documentación	0	75,00	OIARSO, S.COOP	
61	SU.PC.SANI.01.05.03.203000	C7481	TAPON OBTURACION LUER-LOCK COMBI-Tipo de muelle-válvula:sin mecanismo;Tipo de presión del mecanismo:sin mecanismo;	0,041558	21,00 %	80200	PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.		REF: 805.0668 CIP: 1000209342 65	Oferta buena, cumple características técnicas solicitadas, considerándose que aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, y rendimiento y eficacia, considerándose que cumple con el fin al que va perseguido con una unidad de producto	20	0,03025			27,21%	40	0,0242	NO	ORD: < 24/48 H. URG: < 24 H.	15	Presenta declaración responsable AFCC a favor de empresa Hinojosa Packaging de producto 100% reciclable, ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 ambas caducadas, declaración responsable empresa PMH y declaración responsable empresa Procartón. A pesar de que 2 de los certificados presentados son de solicitados para acreditar el criterio medioambiental, no presentan en su alcance el uso de papel/cartón reciclado ni que el plástico sea biodegradable y además están caducados	0	75,00	Empate resuelto a favor de Oiarso, por mayor % trabajadores discapacitados	
62	SU.PC.SANI.01.05.05.100006	B38323	JERINGA INSULINA 1.0ml. ESCALA 100 UNIDADES - GC	0,114345	10,00 %	402800	B. BRAUN MEDICAL, S.A		REF: 9161708V CIP:1000003 55499	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización su graduación es de 0,02 ml en 0,02 ml por lo que la precisión es menor que la oferta de GARRIC MEDICA. En cuanto a seguridad de uso y resultados la precisión puede ser menor a la hora de administrar la dosis.Rendimiento y eficacia son adecuadas consiguiendo el fin perseguido al que va destinado con una unidad de producto	20	0,089760			21,50%	33,99463807		NO	PLAZO DE ENTREGA ORDINARIO 48-72 HORAS	15	Presenta declaración responsable y certificado FSC Chain of Custody a nombre de SaicaPack, si bien el certificado FSC está caducado desde diciembre de 2022.	0	68,99		
62	SU.PC.SANI.01.05.05.100006	B38323	JERINGA INSULINA 1.0ml. ESCALA 100 UNIDADES - GC	0,114345	10,00 %	402800	BECTON DICKINSON S.A.U		REF:303174 CIP:1000003 55691	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización su graduación es de 0,02 ml en 0,02 ml por lo que la precisión es menor que la oferta de GARRIC MEDICA. En cuanto a seguridad de uso y resultados la precisión puede ser menor a la hora de administrar la dosis.Rendimiento y eficacia son adecuadas consiguiendo el fin perseguido al que va destinado con una unidad de producto	20	0,0935			18,23%	33,38695264		NO	ORD: 48 HORAS URG: 24 HORAS	15	Presenta declaración responsable y declaración responsable a nombre de Embecta.No es uno de los certificados oficiales válidos solicitados en el criterio de adjudicación	0	68,39		
62	SU.PC.SANI.01.05.05.100006	B38323	JERINGA INSULINA 1.0ml. ESCALA 100 UNIDADES - GC	0,114345	10,00 %	402800	GARRIC MEDICA, S.L.		REF: 161000 CIP: 1001235330 17	Oferta muy buena cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización su graduación es de 0,01 ml en 0,01 ml por lo que permite mayor precisión. En seguridad de uso y resultados al ser mas preciso nos aseguramos la correcta dosis a administrar. Rendimiento y eficacia son adecuadas consiguiendo el fin perseguido al que va destinado con una unidad de producto	40	0,056			51,03%	39,48005524	0,054699	NO	24 HORAS	15	No aporta documentación	0	94,48	GARRIC MEDICA, S.L.	
62	SU.PC.SANI.01.05.05.100006	B38323	JERINGA INSULINA 1.0ml. ESCALA 100 UNIDADES - GC	0,114345	10,00 %	402800	NACATUR 2 ESPAÑA, S.L.		REF: CAR0001100 0 CIP: 1000905518 63	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización su graduación es de 0,02 ml en 0,02 ml por lo que la precisión es menor que la oferta de GARRIC MEDICA. En cuanto a seguridad de uso y resultados la precisión puede ser menor a la hora de administrar la dosis.Rendimiento y eficacia son adecuadas consiguiendo el fin perseguido al que va destinado con una unidad de producto	20	0,05280			53,82%	40		SI	ORD: < O = 48 H. URG:24 H.	15	Presenta declaración responsable y declaración responsable empresa Italiana Medicazione. No es uno de los certificados oficiales válidos solicitados en el criterio de adjudicación	0	75,00		
62	SU.PC.SANI.01.05.05.100006	B38323	JERINGA INSULINA 1.0ml. ESCALA 100 UNIDADES - GC	0,114345	10,00 %	402800	PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.		REF: INS1.05A CIP: 1000237989 81	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización su graduación es de 0,02 ml en 0,02 ml por lo que la precisión es menor que la oferta de GARRIC MEDICA. En cuanto a seguridad de uso y resultados la precisión puede ser menor a la hora de administrar la dosis.Rendimiento y eficacia son adecuadas consiguiendo el fin perseguido al que va destinado con una unidad de producto	20	0,0726			36,51%	36,78284182		NO	ORD: < 24/48 H. URG: < 24 H.	15	Presenta declaración responsable AFCC a favor de empresa Hinojosa Packaging de producto 100% reciclable, ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 ambas caducadas, declaración responsable empresa PMH y declaración responsable empresa Procartón. A pesar de que 2 de los certificados presentados son de solicitados para acreditar el criterio medioambiental, no presentan en su alcance el uso de papel/cartón reciclado ni que el plástico sea biodegradable y además están caducados	0	71,78		
63	SU.PC.SANI.01.05.06.000000	F19701	SET INFUSIÓN P/ VIA SUBCUTÁNEA / Sistema de seguridad-DIAM.CANULA:[27-27];LINEA DEL SISTEMA:[60-60];LONG.CANULA:[9-9];							NO HAY OFERTA															Desierto
64	SU.PC.SANI.01.05.10.190000	C25349	EQ. INFUSION PARA CALENTADORES DE FLUIDOS. FLUJO STANDAR-infusión max:[83-83];infusión mín:[0.01-0.02];OPACO-no;PVC:si;	11,4345	21,00 %	140	SMITHS MEDICAL ESPAÑA		REF: L-70NI CIP: 1000003696 32	Oferta buena, cumple características técnicas solicitadas, considerándose que aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, y rendimiento y eficacia, considerándose que cumple con el fin al que va perseguido con una unidad de producto	20	10,89			4,76%	15	8,00415	NO	No presenta compromiso de plazo de entrega ordinario	0	Presenta declaración responsable. No es certificado válido solicitado en el criterio	0	35,00	SMITHS MEDICAL ESPAÑA	

Código:	6hwMS716PFIRMAI rUnPWR5I2DXU8r3		Fecha	09/02/2024
Firmado Por	FRANCISCO DE ASIS TRIVIÑO TARRADAS		Página	30/39
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/			



ANEXO A RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN PAAM 4/23

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIONGC	precio unitario C/IVA	IVA	Unidades licitación 2 años	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos	OFERTA ECONÓMICA IVA INCLUIDO	Importe licitación Agrupación de lote	Importe oferta Agrupación de lote (iva incluido)	% bajada	PUNTUACIÓN OFERTA ECONÓMICA	Limite baja anormal	Baja anormal	PLAZO DE ENTREGA	PUNTOS PLAZO ENTREGA	CRITERIO MEDIOAMBIENTAL	Puntuación criterio medioambiental	PUNTUACIÓN TOTAL	ADJUDICATARIO PROPUESTO		
	65	SU.PC.SANI.01.05.15.000016	F20142	INFUSOR MEDICACION DE 60-300ml.-CAPACIDAD RESERVORIO:100-150;VELOCIDAD DE INFUSION:[2-3];	14,322	10,00 %	9200	BAXTER, S.L.		REF:2C4702 K CIP:1000013 7898	Oferta muy buena, cumple características requeridas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización tiene una duración de 2 días lo indicado para el medicamento al que va destinado y en cuanto a seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo el fin al que va perseguido con una unidad.	40	16,50	superar precio de licitación		-15,21%				24 HORAS DESDE RECEPCIÓN DEL PEDIDO ORDINARIO	15	esa saicapack. No es uno de los cer	0	55,00			
	65	SU.PC.SANI.01.05.15.000016	F20142	INFUSOR MEDICACION DE 60-300ml.-CAPACIDAD RESERVORIO:100-150;VELOCIDAD DE INFUSION:[2-3];	14,322	10,00 %	9200	B. BRAUN MEDICAL, S.A		REF: 4540016-07 CIP:1001558 38221	Oferta muy buena, cumple características requeridas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización tiene una duración de 2 días lo indicado para el medicamento al que va destinado y en cuanto a seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo el fin al que va perseguido con una unidad.	40	12,650000			11,67%	36,42335766		NO	PLAZO DE ENTREGA ORDINARIO DE 48 HORAS	15	istody a nombre de SaicaPack, si bi	0	91,42			
	65	SU.PC.SANI.01.05.15.000016	F20142	INFUSOR MEDICACION DE 60-300ml.-CAPACIDAD RESERVORIO:100-150;VELOCIDAD DE INFUSION:[2-3];	14,322	10,00 %	9200	CARDIVA 2, S.L.		REF:UFSC-2 CIP:1001369 75781	Oferta muy buena, cumple características requeridas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización tiene una duración de 2 días lo indicado para el medicamento al que va destinado y en cuanto a seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo el fin al que va perseguido con una unidad.	40	13,1000			8,53%	27		NO	ORDINARIO: 48 H URGENTE:24 H	15	Presenta declaración responsable e ISO 14001 en vigor y declaración responsable empresa Erabil e ISO 9001 en vigor. Aunque el certificado ISO 14001 e ISO 9001 son de los certificados válidos solicitados en el criterio de adjudicación medioambiental, estos no presentan en su alcance el uso de papel/cartón reciclado ni que el plástico sea biodegradable	0	82,00			
	65	SU.PC.SANI.01.05.15.000016	F20142	INFUSOR MEDICACION DE 60-300ml.-CAPACIDAD RESERVORIO:100-150;VELOCIDAD DE INFUSION:[2-3];	14,322	10,00 %	9200	GRIFOLS MOVACO, S.A		REF: C0020M CIP: 1000003861 09	Oferta muy buena, cumple características requeridas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización tiene una duración de 2 días lo indicado para el medicamento al que va destinado y en cuanto a seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo el fin al que va perseguido con una unidad.	40	11,7190			18,17%	40		NO	EN PEDIDOS ORDINARIOS UN PLAZO < O = A 48 H	15	Presenta declaración responsable. No es certificado válido solicitado en el criterio	0	95,00	GRIFOLS MOVACO, S.A		
	65	SU.PC.SANI.01.05.15.000016	F20142	INFUSOR MEDICACION DE 60-300ml.-CAPACIDAD RESERVORIO:100-150;VELOCIDAD DE INFUSION:[2-3];	14,322	10,00 %	9200	IBERIAN CARE 2016, S.L.		REF: 5100002001 CIP: 1001610964 35	Oferta muy buena, cumple características requeridas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización tiene una duración de 2 días lo indicado para el medicamento al que va destinado y en cuanto a seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo el fin al que va perseguido con una unidad.	40	13,020000			9,09%	30		NO	Plazo de entrega ordinario 24 horas	15	Presenta declaración responsable, ISO 14001:2015 y Certificado FSC Chain of Custody en vigor.El certificado oficial expedido por SGS, en vigor, a nombre de Iberian Care es uno de los documentos válidos solicitados en el criterio de adjudicación medioambiental y presenta el siguiente alcance: FSCTM Chain-of-Custody. The company was assessed against the following standards: FSC-STD-40-004 V3-1 - Chain of Custody Certification, FSC-STD-50-001 Requirements for use of the FSC trademarks by Certificate Holders for the products detailed in the scope below: Compra de cajas de cartón FSC 100%, FSC MIX y FSC Reciclado para el envío de productos sanitarios, por el sistema de transferencia	5	90,00			
	65	SU.PC.SANI.01.05.15.000016	F20142	INFUSOR MEDICACION DE 60-300ml.-CAPACIDAD RESERVORIO:100-150;VELOCIDAD DE INFUSION:[2-3];	14,322	10,00 %	9200	IZASA HOSPITAL, S.L.U		REF: 25915-10002 CIP: 1000281662 06	Oferta muy buena, cumple características requeridas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización tiene una duración de 2 días lo indicado para el medicamento al que va destinado y en cuanto a seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo el fin al que va perseguido con una unidad.	40	12,925000			9,75%	30		NO	MENOS DE 48 H. PARA LOS PEDIDOS ORDINARIOS	15	Presenta ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e informe de sostenibilidad. A pesar de que 2 de los certificados presentados son de los solicitados para acreditar el criterio medioambiental, no presentan en su alcance el uso de papel/cartón reciclado ni que el plástico sea biodegradable	0	85,00			
	65	SU.PC.SANI.01.05.15.000016	F20142	INFUSOR MEDICACION DE 60-300ml.-CAPACIDAD RESERVORIO:100-150;VELOCIDAD DE INFUSION:[2-3];	14,322	10,00 %	9200	PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.		REF: UVA10020 CIP: 1001612685 73	Oferta muy buena, cumple características requeridas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización tiene una duración de 2 días lo indicado para el medicamento al que va destinado y en cuanto a seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo el fin al que va perseguido con una unidad.	40	14,3385	superar precio de licitación		-0,12%											

Código:	6hWMS716PFIRMAI rUnPWR5I2DXU8r3	Fecha	09/02/2024
Firmado Por	FRANCISCO DE ASIS TRIVIÑO TARRADAS	Página	31/39
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/		



ANEXO A RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN PAAM 4/23

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIONGC	precio unitario C/IVA	IVA	Unidades licitación 2 años	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos	OFERTA ECONÓMICA IVA INCLUIDO	Importe licitación Agrupación de lote	Importe oferta Agrupación de lote (iva incluido)	% bajada	PUNTAJACIÓN OFERTA ECONÓMICA	Limite baja anormal	Baja anormal	PLAZO DE ENTREGA	PUNTOS PLAZO ENTREGA	CRITERIO MEDIOAMBIENTAL	Puntuación criterio medioambiental	PUNTUACIÓN TOTAL	ADJUDICATARIO PROPUESTO
66	SU.PC.SANI.01.05.15.000016	D64395	INFUSOR MEDICACION DE 60-300ml.-CAPACIDAD RESERVORIO:[60-100];VELOCIDAD DE INFUSION:[0-1];	14,322	10,00 %	400	CARDIVA 2, S.L.	REF:UFTC-0.5 CIP:1001379 93461		Oferta muy buena, cumple características técnicas requeridas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización el infusor dura 5 días, lo que para el uso al que va destinado de medicamento oncológico es necesario esa duración. En cuanto a seguridad de uso y resultados esta duración garantiza la estabilidad del medicamento. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo el fin al que va perseguido con una unidad de producto.	40	13,6545			4,66%	15		NO	ORDINARIO: 48 H URGENTE:24 H	15	Presenta declaración responsable e ISO 14001 en vigor y declaración responsable empresa Erabil e ISO 9001 en vigor. Aunque el certificado ISO 14001 e ISO 9001 son de los certificados válidos solicitados en el criterio de adjudicación medioambiental, estos no presentan en su alcance el uso de papel/cartón reciclado ni que el plástico sea biodegradable	0	70,00		
66	SU.PC.SANI.01.05.15.000016	D64395	INFUSOR MEDICACION DE 60-300ml.-CAPACIDAD RESERVORIO:[60-100];VELOCIDAD DE INFUSION:[0-1];	14,322	10,00 %	400	GRIFOLS MOVACO, S.A	REF: C00055 CIP: 1000003639 75		Oferta muy buena, cumple características técnicas requeridas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización el infusor dura 5 días, lo que para el uso al que va destinado de medicamento oncológico es necesario esa duración. En cuanto a seguridad de uso y resultados esta duración garantiza la estabilidad del medicamento. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo el fin al que va perseguido con una unidad de producto.	40	11,7190			18,17%	40		NO	EN PEDIDOS ORDINARIOS UN PLAZO < O = A 48 H	15	Presenta declaración responsable. No es certificado válido solicitado en el criterio	0	95,00	GRIFOLS MOVACO, S.A	
66	SU.PC.SANI.01.05.15.000016	D64395	INFUSOR MEDICACION DE 60-300ml.-CAPACIDAD RESERVORIO:[60-100];VELOCIDAD DE INFUSION:[0-1];	14,322	10,00 %	400	IBERIAN CARE 2016, S.L.	REF: 051000A200 1 CIP: 1001611062 44		Oferta apta, cumple características técnicas requeridas y no aporta ventajas. En cuanto a facilidad de utilización el infusor dura 2 días y medio, lo que para el uso al que va destinado de medicamento oncológico es necesario una duración de 5 días, por lo que no esta indicado, lo que se puede ver comprometida la seguridad de uso y resultados del paciente al no estar indicado en menos tiempo. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo el fin al que va perseguido con una unidad de producto.	0	Excluido por no superar umbral mínimo													
66	SU.PC.SANI.01.05.15.000016	D64395	INFUSOR MEDICACION DE 60-300ml.-CAPACIDAD RESERVORIO:[60-100];VELOCIDAD DE INFUSION:[0-1];	14,322	10,00 %	400	PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.	REF: UVA6005 CIP: 1001612685 83		Oferta muy buena, cumple características técnicas requeridas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización el infusor dura 5 días, lo que para el uso al que va destinado de medicamento oncológico es necesario esa duración. En cuanto a seguridad de uso y resultados esta duración garantiza la estabilidad del medicamento. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo el fin al que va perseguido con una unidad de producto.	40	14,3385	superar precio de licitación		-0,12%										
67	SU.PC.SANI.01.05.15.000016	B41614	INFUSOR MEDICACION DE 60-300ml.-CAPACIDAD RESERVORIO:[300-500];VELOCIDAD DE INFUSION:[10-125];	44,041069	10,00 %	200	BAXTER, S.L.	REF:2C2063 K CIP:1001141 9058		Oferta muy buena, cumple características técnicas requeridas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización el infusor tiene una duración de 24 horas para minimizar las reacciones del medicamentos durante la infusión por lo que debe de pasar muy lentamente, para evitar reacciones post infusionales. Además el uso al que va destinado no debe superar las 24 horas. En seguridad de uso y resultados la duración de 24 horas garantiza la estabilidad del medicamento. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo la finalidad a la que va perseguida con una unidad de producto.	40	35,20			20,07%	40	30,8287483	NO	24 HORAS DESDE RECEPCIÓN DEL PEDIDO ORDINARIO	15	Presenta declaración responsable y declaración responsable empresa saicapack. No es uno de los certificados oficiales válidos solicitados en el criterio de adjudicación	0	95,00	BAXTER, S.L.	
67	SU.PC.SANI.01.05.15.000016	B41614	INFUSOR MEDICACION DE 60-300ml.-CAPACIDAD RESERVORIO:[300-500];VELOCIDAD DE INFUSION:[10-125];	44,041069	10,00 %	200	B. BRAUN MEDICAL, S.A	REF:454005 8-07 CIP:1001562 96248		Oferta apta, cumple características técnicas requeridas y no aporta ventajas. En cuanto a facilidad de utilización el infusor tiene una duración de 4 horas por lo que pasa más rápidamente que la oferta de BAXTER lo que puede aumentar las reacciones del medicamentos durante la infusión. Esto afecta a la seguridad de uso y resultados pudiendo provocar reacciones post infusionales. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo la finalidad a la que va perseguida con una unidad de producto.	0	Excluido por no superar umbral mínimo													
67	SU.PC.SANI.01.05.15.000016	B41614	INFUSOR MEDICACION DE 60-300ml.-CAPACIDAD RESERVORIO:[300-500];VELOCIDAD DE INFUSION:[10-125];	44,041069	10,00 %	200	CARDIVA 2, S.L.	REF:UFTC-10 CIP:1001380 01150		Oferta apta, cumple características técnicas requeridas y no aporta ventajas. En cuanto a facilidad de utilización el infusor tiene una duración de 1 día y 16 horas por lo que pasa más lentamente que la oferta de BAXTER, pero dado el uso al que va destinado el medicamento no esta indicado para infusiones de mas de 24 horas. Esto afecta a la seguridad de uso y resultados ya que no se asegura la estabilidad del medicamento. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo la finalidad a la que va perseguida con una unidad de producto.	0	Excluido por no superar umbral mínimo													
67	SU.PC.SANI.01.05.15.000016	B41614	INFUSOR MEDICACION DE 60-300ml.-CAPACIDAD RESERVORIO:[300-500];VELOCIDAD DE INFUSION:[10-125];	44,041069	10,00 %	200	IZASA HOSPITAL, S.L.U	REF: L25915-400H4 CIP: 1001391518 63		Oferta apta, cumple características técnicas requeridas y no aporta ventajas. En cuanto a facilidad de utilización el infusor tiene una duración de 4 horas por lo que pasa más rápidamente que la oferta de BAXTER lo que puede aumentar las reacciones del medicamentos durante la infusión. Esto afecta a la seguridad de uso y resultados pudiendo provocar reacciones post infusionales. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo la finalidad a la que va perseguida con una unidad de producto.	0	Excluido por no superar umbral mínimo													

Código:	6hWMS716PFIRMAI rUnPWR5I2DXU8r3		Fecha	09/02/2024
Firmado Por	FRANCISCO DE ASIS TRIVIÑO TARRADAS		Página	32/39
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/			



ANEXO A RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN PAAM 4/23

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIONGC	precio unitario C/IVA	IVA	Unidades licitación 2 años	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos	OFERTA ECONÓMICA IVA INCLUIDO	Importe licitación Agrupación de lote	Importe oferta Agrupación de lote (iva incluido)	% bajada	PUNTUACIÓN OFERTA ECONÓMICA	Limite baja anormal	Baja anormal	PLAZO DE ENTREGA	PUNTOS PLAZO ENTREGA	CRITERIO MEDIOAMBIENTAL	Puntuación criterio medioambiental	PUNTUACIÓN TOTAL	ADJUDICATARIO PROPUESTO			
	67	SU.PC.SANI.01.05.15.000016	B41614	INFUSOR MEDICACION DE 60-300ml.-CAPACIDAD RESERVORIO:[300-500];VELOCIDAD DE INFUSION:[10-125];	44,041069	10,00 %	200	PALEX MEDICAL, S.A.		REF: 342316 CIP: 100000393473	No hay muestra no podemos valorarlo	-																
	67	SU.PC.SANI.01.05.15.000016	B41614	INFUSOR MEDICACION DE 60-300ml.-CAPACIDAD RESERVORIO:[300-500];VELOCIDAD DE INFUSION:[10-125];	44,041069	10,00 %	200	PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.		REF: LVA275100 CIP: 100135602824	Oferta apta, cumple características técnicas requeridas y no aporta ventajas. En cuanto a facilidad de utilización el infusor tiene una duración de 27 horas por lo que pasa más lentamente que la oferta de BAXTER, pero dado el uso al que va destinado el medicamento no esta indicado para infusiones de mas de 24 horas. Esto afecta a la seguridad de uso y resultados ya que no se asegura la estabilidad del medicamento. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo la finalidad a la que va perseguida con una unidad de producto.	0																
	68	SU.PC.SANI.01.05.15.000016	F21737	INFUSOR MEDICACION DE 60-300ml.-CAPACIDAD RESERVORIO:[300-500];VELOCIDAD DE INFUSION:[2-3];	44,041123	10,00 %	100	BAXTER, S.L.		REF: 2C4008K CIP:100154963384	Oferta muy buena, cumple características técnicas requeridas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización el infusor tiene una duración de 12 horas lo que lo hace susceptible de uso en la actividad de antibioterapia domiciliaria, lo que nos permite el uso de terapias antibióticas de poca estabilidad que no pueden durar mas de 12 horas. En seguridad de uso y resultados la duración de 12 horas garantiza la estabilidad del medicamento. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo la finalidad a la que va perseguida con una unidad de producto.	40	35,20			20,07%	35,25752755		NO	24 HORAS DESDE RECEPCIÓN DEL PEDIDO ORDINARIO	15	Presenta declaración responsable y declaración responsable empresa saicapack. No es uno de los certificados oficiales válidos solicitados en el criterio de adjudicación	0	90,26				
	68	SU.PC.SANI.01.05.15.000016	F21737	INFUSOR MEDICACION DE 60-300ml.-CAPACIDAD RESERVORIO:[300-500];VELOCIDAD DE INFUSION:[2-3];	44,041123	10,00 %	100	GRIFOLS MOVACO, S.A		REF: C0020L CIP: 100000374784	Oferta muy buena, cumple características requeridas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización su graduación es muy precisa va de 10 en 10 ml por lo que garantiza una precisión de la medicación mas fiable, su tamaño es mayor que la oferta de BAXTER lo que puede ser menos manejable para profesionales y pacientes. En seguridad de uso y resultados dispone de dos puertos diferentes uno para llenado y otro para administrar la medicación evita la manipulación de la conexión al paciente disminuyendo la posibilidad de contaminación. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo la finalidad a la que va perseguida con una unidad de producto.	40	30,0300			31,81%	38,33195797	23,11375	NO	EN PEDIDOS ORDINARIOS UN PLAZO < O = A 48 H	15	Presenta declaración responsable. No es certificado válido solicitado en el criterio	0	93,33	GRIFOLS MOVACO, S.A			
	68	SU.PC.SANI.01.05.15.000016	F21737	INFUSOR MEDICACION DE 60-300ml.-CAPACIDAD RESERVORIO:[300-500];VELOCIDAD DE INFUSION:[2-3];	44,041123	10,00 %	100	PALEX MEDICAL, S.A.		REF: 342321 CIP: 100000374683	No hay muestra no podemos valorarlo	-																
	68	SU.PC.SANI.01.05.15.000016	F21737	INFUSOR MEDICACION DE 60-300ml.-CAPACIDAD RESERVORIO:[300-500];VELOCIDAD DE INFUSION:[2-3];	44,041123	10,00 %	100	PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.		REF: LVA27520 CIP: 100161269987	Oferta buena, cumple características técnicas requeridas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización la graduación es poco visible por lo que puede dificultar observar el llenado del infusor en cualquier momento. En seguridad de uso y resultados dispone de dos puertos diferentes uno para llenado y otro para administrar la medicación evita la manipulación de la conexión al paciente disminuyendo la posibilidad de contaminación. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo la finalidad a la que va perseguida con una unidad de producto.	20	27,225			38,18%	40		NO	ORD: < 24/48 H. URG: < 24 H.	15	Presenta declaración responsable AFCC a favor de empresa Hinojosa Packaging de producto 100% reciclable, ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 ambas caducadas, declaración responsable empresa PMH y declaración responsable empresa Procartón. A pesar de que 2 de los certificados presentados son de solicitados para acreditar el criterio medioambiental, no presentan en su alcance el uso de papel/cartón reciclado ni que el plástico sea biodegradable y además están caducados	0	75,00				
	69	SU.PC.SANI.01.05.15.000016	D45861	INFUSOR MEDICACION DE 60-300ml.-CAPACIDAD RESERVORIO:[100-150];VELOCIDAD DE INFUSION:[0-1];	16,17	10,00 %	2000	BAXTER, S.L.		REF: 2C4700K CIP:1000007131131	Ofertas buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización presenta un ritmo de infusión de 0,5 ml/hora lo que no da opción a aumentar la dosis de medicación diaria del paciente, con respecto a las ofertas de Baxter que tienen 0,6 ml/hora. El sistema de medida es es días pero es menos intuitivo que la ofertas de IZASA lo que puede hacer que el paciente no vea con facilidad el correcto funcionamiento del dispositivo Dispone de carcasa transparente con filtro fotoprotector, ligera y resistente a golpes. No presenta ningún dispositivo que por error se detenga la infusión. El dispositivo presenta una configuración que no permite una fácil manipulación por personal no sanitario. No Trae una etiqueta adhesiva para poner datos del paciente y de la medicación. No presenta ningún sistema para poder colgarlo haciéndolo menos cómodo para su transporte. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para paciente ni profesionales. Y rendimiento y eficacia son adecuados, cumpliendo con el fin al que va perseguido.	20	35,20	superar precio de licitación									24 HORAS DESDE RECEPCIÓN DEL PEDIDO ORDINARIO	15	Presenta declaración responsable y declaración responsable empresa saicapack. No es uno de los certificados oficiales válidos solicitados en el criterio de adjudicación	0	35,00	

Código:	6hWMS716PFIrMAI rUnPWR5I2DXU8r3		Fecha	09/02/2024
Firmado Por	FRANCISCO DE ASIS TRIVIÑO TARRADAS		Página	33/39
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/			



ANEXO A RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN PAAM 4/23

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIONGC	precio unitario C/IVA	IVA	Unidades licitación 2 años	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos	OFERTA ECONÓMICA IVA INCLUIDO	Importe licitación Agrupación de lote	Importe oferta Agrupación de lote (iva incluido)	% bajada	PUNTUACIÓN OFERTA ECONÓMICA	Limite baja anormal	Baja anormal	PLAZO DE ENTREGA	PUNTOS PLAZO ENTREGA	CRITERIO MEDIOAMBIENTAL	Puntuación criterio medioambiental	PUNTUACIÓN TOTAL	ADJUDICATARIO PROPUESTO			
69	SU.PC.SANI.01.05.15.000016	D45861	INFUSOR MEDICACION DE 60-300ml.-CAPACIDAD RESERVORIO:[100-150];VELOCIDAD DE INFUSION:[0-1];	16,17	10,00 %	2000	B. BRAUN MEDICAL, S.A	REF:C100005-5 CIP:100158628405			Ofertas apta, cumple prescripciones técnicas pero no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización presenta un ritmo de infusión de 0,5 ml/hora lo que no da opción a aumentar la dosis de medicación diaria del paciente, con respecto a las oferta de Baxter que tienen 0.6 ml/hora. No tiene sistema de medida lo que puede hacer que el paciente no vea con facilidad el correcto funcionamiento del dispositivo. En lugar de carcasa transparente tiene una estructura blanda protectora que se puede romper fácilmente y no consta en al documentación que sea fotoprotectora. Presenta un dispositivo tipo clam que utilizado por error puede hacer que se detenga la infusión. El dispositivo presenta una configuración que no permite una fácil manipulación por personal no sanitario. No trae una etiqueta adhesiva para poner datos del paciente y de la medicación. Presenta un sistema para poder colgarlo que no resulta de fácil manipulación. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para paciente ni profesionales. Y rendimiento y eficacia son adecuados, cumpliendo con el fin al que va perseguido.	0																
69	SU.PC.SANI.01.05.15.000016	D45861	INFUSOR MEDICACION DE 60-300ml.-CAPACIDAD RESERVORIO:[100-150];VELOCIDAD DE INFUSION:[0-1];	16,17	10,00 %	2000	CARDIVA 2, S.L.	REF:UFSC-0.5 CIP:100136966194			Ofertas buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización presenta un ritmo de infusión de 0,5 ml/hora lo que no da opción a aumentar la dosis de medicación diaria del paciente, con respecto a las oferta de Baxter que tienen 0.6 ml/hora. El sistema de medida es muy intuitivo aunque este expresado en mililitros en la carcasa externa y fácilmente valorable para que el paciente sea capaz de ver el correcto funcionamiento del dispositivo. Dispone de carcasa transparente con filtro fotoprotector, ligera y resistente a golpes. No presenta ningún dispositivo que por error se detenga la infusión. El dispositivo presenta una configuración que no permite una fácil manipulación por personal no sanitario. Trae una etiqueta adhesiva un poco mas pequeña que la oferta de IZASA para poner datos del paciente y de la medicación. Presenta un sistema para poder colgarlo haciéndolo menos cómodo para su transporte. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para paciente ni profesionales. Y rendimiento y eficacia son adecuados, cumpliendo con el fin al que va perseguido.	20	14,5600		9,96%	30	10,5126	NO	ORDINARIO: 48 H URGENTE: 24 H	15	Presenta declaración responsable e ISO 14001 en vigor y declaración responsable empresa Erabil e ISO 9001 en vigor. Aunque el certificado ISO 14001 e ISO 9001 son de los certificados válidos solicitados en el criterio de adjudicación medioambiental, estos no presentan en su alcance el uso de papel/cartón reciclado ni que el plástico sea biodegradable	0	65,00					
69	SU.PC.SANI.01.05.15.000016	D45861	INFUSOR MEDICACION DE 60-300ml.-CAPACIDAD RESERVORIO:[100-150];VELOCIDAD DE INFUSION:[0-1];	16,17	10,00 %	2000	GRIFOLS MOVACO, S.A	REF: C0005M CIP: 100000360046			Ofertas buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización presenta un ritmo de infusión de 0,5 ml/hora lo que no da opción a aumentar la dosis de medicación diaria del paciente, con respecto a las oferta de Baxter que tienen 0,6 ml/hora. El sistema de medida es muy intuitivo aunque este expresado en mililitros en la carcasa externa y fácilmente valorable para que el paciente sea capaz de ver el correcto funcionamiento del dispositivo. Dispone de carcasa transparente con filtro fotoprotector, ligera y resistente a golpes. No presenta ningún dispositivo que por error se detenga la infusión. El dispositivo presenta una configuración que no permite una fácil manipulación por personal no sanitario. Trae una etiqueta adhesiva para poner datos del paciente y de la medicación. Presenta sistema para poder colgarlo haciéndolo mas cómodo para su transporte. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para paciente ni profesionales. Y rendimiento y eficacia son adecuados, cumpliendo con el fin al que va perseguido.	20	13,2234		18,22%	40		NO	EN PEDIDOS ORDINARIOS UN PLAZO < O = A 48 H	15	Presenta declaración responsable. No es certificado válido solicitado en el criterio	0	75,00					
69	SU.PC.SANI.01.05.15.000016	D45861	INFUSOR MEDICACION DE 60-300ml.-CAPACIDAD RESERVORIO:[100-150];VELOCIDAD DE INFUSION:[0-1];	16,17	10,00 %	2000	IBERIAN CARE 2016, S.L.	REF:05100022001 CIP: 100161116417			Ofertas no cumple prescripciones técnicas porque la velocidad de infusión es de 1 ml/h y el GC que hemos licitado excluye los de 1 ml/h	-																

Código:	6hWMS716PFIRMAI rUnPWR5I2DXU8r3	Fecha	09/02/2024
Firmado Por	FRANCISCO DE ASIS TRIVIÑO TARRADAS	Página	34/39
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/		



ANEXO A RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN PAAM 4/23

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACION GC	precio unitario C/IVA	IVA	Unidades licitación 2 años	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos	OFERTA ECONÓMICA IVA INCLUIDO	Importe licitación Agrupación de lote	Importe oferta Agrupación de lote (iva incluido)	% bajada	PUNTUACIÓN OFERTA ECONÓMICA	Limite baja anormal	Baja anormal	PLAZO DE ENTREGA	PUNTOS PLAZO ENTREGA	CRITERIO MEDIOAMBIENTAL	Puntuación criterio medioambiental	PUNTUACIÓN TOTAL	ADJUDICATARIO PROPUESTO
69	SU.PC.SANI.01.05.15.000016	D45861	INFUSOR MEDICACION DE 60-300ml.-CAPACIDAD RESERVORIO:[100-150];VELOCIDAD DE INFUSION:[0-1];	16,17	10,00 %	2000	IZASA HOSPITAL, S.LU	REF: L25915-100D7 CIP: 100028166004		Ofertas muy buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización presenta un ritmo de infusión de 0,6 ml/hora lo que da opción a aumentar la dosis de medicación diaria del paciente, con respecto a las ofertas que tienen 0.5 ml/hora. El sistema de medida es muy intuitivo por días en la carcasa externa y fácilmente valorable para que el paciente sea capaz de ver el correcto funcionamiento del dispositivo. Dispone de carcasa transparente con filtro fotoprotector, ligera y resistente a golpes. No presenta ningún dispositivo que por error se detenga la infusión. El dispositivo presenta una configuración que no permite una fácil manipulación por personal no sanitario. Trae una etiqueta adhesiva para poner datos del paciente y de la medicación. Presenta argolla para poder colgarlo haciéndolo más cómodo. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para paciente ni profesionales. Y rendimiento y eficacia son adecuados, cumpliendo con el fin al que va perseguido.	40	14,267000		11,77%	36,45829091		NO	MENOS DE 48 H. PARA LOS PEDIDOS ORDINARIOS	15	Presenta ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e informe de sostenibilidad. A pesar de que 2 de los certificados presentados son de los solicitados para acreditar el criterio medioambiental, no presentan en su alcance el uso de papel/cartón reciclado ni que el plástico sea biodegradable	0	91,46	IZASA HOSPITAL, S.LU		
69	SU.PC.SANI.01.05.15.000016	D45861	INFUSOR MEDICACION DE 60-300ml.-CAPACIDAD RESERVORIO:[100-150];VELOCIDAD DE INFUSION:[0-1];	16,17	10,00 %	2000	PALEX MEDICAL, S.A.	REF: 335070 CIP: 100107300240		No presenta muestras por lo que no se ha podido valorar	-	Excluido por no presentar muestra.													
69	SU.PC.SANI.01.05.15.000016	D45861	INFUSOR MEDICACION DE 60-300ml.-CAPACIDAD RESERVORIO:[100-150];VELOCIDAD DE INFUSION:[0-1];	16,17	10,00 %	2000	PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.	REF: UVA15010 CIP: 100161270908		Ofertas no cumple prescripciones técnicas porque la velocidad de infusión es de 1 ml/h y el GC que hemos licitado excluye los de 1 ml/h	-	Excluido por no cumplir prescripciones técnicas													
70	SU.PC.SANI.01.05.15.000016	D45862	INFUSOR MEDICACION DE 60-300ml.-CAPACIDAD RESERVORIO:[60-100];VELOCIDAD DE INFUSION:[1-2];	15,015	10,00 %	400	CARDIVA 2, S.L.	REF: UFTC-1 CIP:100136975488		Ofertas no cumple prescripciones técnicas porque la velocidad de infusión es de 2 ml/h y el GC que hemos licitado excluye los de 2 ml/h	-	Excluido por no cumplir prescripciones técnicas													
70	SU.PC.SANI.01.05.15.000016	D45862	INFUSOR MEDICACION DE 60-300ml.-CAPACIDAD RESERVORIO:[60-100];VELOCIDAD DE INFUSION:[1-2];	15,015	10,00 %	400	GRIFOLS MOVACO, S.A	REF:C0010S CIP: 100000343771		Ofertas buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización presenta un ritmo de infusión de 1 ml/hora lo que no da opción a aumentar la dosis de medicación diaria del paciente, con respecto a la oferta de IZASA que tienen 1,3 ml/hora. El sistema de medida es muy intuitivo aunque este expresado en mililitros en la carcasa externa y fácilmente valorable para que el paciente sea capaz de ver el correcto funcionamiento del dispositivo. Dispone de carcasa transparente con filtro fotoprotector, ligera y resistente a golpes. No presenta ningún dispositivo que por error se detenga la infusión. El dispositivo presenta una configuración que no permite una fácil manipulación por personal no sanitario. Trae una etiqueta adhesiva para poner datos del paciente y de la medicación. Presenta sistema para poder colgarlo haciéndolo más cómodo para su transporte. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para paciente ni profesionales. Y rendimiento y eficacia son adecuados, cumpliendo con el fin al que va perseguido.	20	12,2832		18,19%	40		NO	EN PEDIDOS ORDINARIOS UN PLAZO < O = A 48 H	15	Presenta declaración responsable. No es certificado válido solicitado en el criterio	0	75,00			
70	SU.PC.SANI.01.05.15.000016	D45862	INFUSOR MEDICACION DE 60-300ml.-CAPACIDAD RESERVORIO:[60-100];VELOCIDAD DE INFUSION:[1-2];	15,015	10,00 %	400	IBERIAN CARE 2016, S.L.	REF: 5060002001 CIP: 100161116508		Ofertas no cumple prescripciones técnicas porque la velocidad de infusión es de 2 ml/h y el GC que hemos licitado excluye los de 2 ml/h	-	Excluido por no cumplir prescripciones técnicas					9,67995								
70	SU.PC.SANI.01.05.15.000016	D45862	INFUSOR MEDICACION DE 60-300ml.-CAPACIDAD RESERVORIO:[60-100];VELOCIDAD DE INFUSION:[1-2];	15,015	10,00 %	400	IZASA HOSPITAL, S.LU	REF: L25915-065D2 CIP: 100000645721		Ofertas muy buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización presenta un ritmo de infusión de 1,3 ml/hora lo que da opción a aumentar la dosis de medicación diaria del paciente, con respecto a la oferta de GRIFOLS que tienen 1 ml/hora. El sistema de medida es muy intuitivo por días en la carcasa externa y fácilmente valorable para que el paciente sea capaz de ver el correcto funcionamiento del dispositivo. Dispone de carcasa transparente con filtro fotoprotector, ligera y resistente a golpes. No presenta ningún dispositivo que por error se detenga la infusión. El dispositivo presenta una configuración que no permite una fácil manipulación por personal no sanitario. Trae una etiqueta adhesiva para poner datos del paciente y de la medicación. Presenta argolla para poder colgarlo haciéndolo más cómodo. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para paciente ni profesionales. Y rendimiento y eficacia son adecuados, cumpliendo con el fin al que va perseguido.	40	13,530000		9,89%	30		NO	MENOS DE 48 H. PARA LOS PEDIDOS ORDINARIOS	15	Presenta ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e informe de sostenibilidad. A pesar de que 2 de los certificados presentados son de los solicitados para acreditar el criterio medioambiental, no presentan en su alcance el uso de papel/cartón reciclado ni que el plástico sea biodegradable	0	85,00	IZASA HOSPITAL, S.LU		
70	SU.PC.SANI.01.05.15.000016	D45862	INFUSOR MEDICACION DE 60-300ml.-CAPACIDAD RESERVORIO:[60-100];VELOCIDAD DE INFUSION:[1-2];	15,015	10,00 %	400	PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.	REF: UVA6020 CIP: 100161271706		Ofertas no cumple prescripciones técnicas porque la velocidad de infusión es de 2 ml/h y el GC que hemos licitado excluye los de 2 ml/h	-	Excluido por no cumplir prescripciones técnicas													

Código:	6hWMS716PFIRMAI rUnPWR5I2DXU8r3		Fecha	09/02/2024
Firmado Por	FRANCISCO DE ASIS TRIVIÑO TARRADAS		Página	35/39
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/			



ANEXO A RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN PAAM 4/23

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIONGC	precio unitario C/IVA	IVA	Unidades licitacion 2 años	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos	OFERTA ECONÓMICA IVA INCLUIDO	Importe licitacion Agrupacion de lote	Importe oferta Agrupacion de lote (Iva incluido)	% bajada	PUNTAJACIÓN OFERTA ECONÓMICA	Limite baja anormal	Baja anormal	PLAZO DE ENTREGA	PUNTOS PLAZO ENTREGA	CRITERIO MEDIOAMBIENTAL	Puntuación criterio medioambiental	PUNTUACIÓN TOTAL	ADJUDICATARIO PROPUESTO	
	71	SU.PC.SANI.01.05.15.000016	D54019	INFUSOR MEDICACION DE 60-300ml.-CAPACIDAD RESERVORIO:[100-150];VELOCIDAD DE INFUSION:[5-10];	25,41	10,00 %	1000	BAXTER, S.L.		REF:2C4705 K CIP:1000071 42940	Oferta apta, cumple características técnicas requeridas pero no aporta ventajas. En cuanto a facilidad de utilización el difusor tiene una duración de 24 horas lo que lo limita la atención domiciliar del paciente, lo que no nos permite el uso de terapias antibióticas de poca estabilidad que no pueden durar mas de 12 horas. En seguridad de uso y resultados la duración de mas de 12 horas no garantiza la estabilidad de un medicamento poco estable. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo la finalidad a la que va perseguida con una unidad de producto.	0														
	71	SU.PC.SANI.01.05.15.000016	D54019	INFUSOR MEDICACION DE 60-300ml.-CAPACIDAD RESERVORIO:[100-150];VELOCIDAD DE INFUSION:[5-10];	25,41	10,00 %	1000	B. BRAUN MEDICAL, S.A		REF: 4540006-07 CIP:1001558 28321	Oferta apta, cumple características técnicas requeridas pero no aporta ventajas. En cuanto a facilidad de utilización el difusor tiene una duración de 25 horas lo que lo limita la atención domiciliar del paciente, lo que no nos permite el uso de terapias antibióticas de poca estabilidad que no pueden durar mas de 12 horas. En seguridad de uso y resultados la duración de mas de 12 horas no garantiza la estabilidad de un medicamento poco estable. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo la finalidad a la que va perseguida con una unidad de producto.	0														
	71	SU.PC.SANI.01.05.15.000016	D54019	INFUSOR MEDICACION DE 60-300ml.-CAPACIDAD RESERVORIO:[100-150];VELOCIDAD DE INFUSION:[5-10];	25,41	10,00 %	1000	CARDIVA 2, S.L.		REF: AFSC-5 CIP:1001380 78228	Oferta apta, cumple características técnicas requeridas pero no aporta ventajas. En cuanto a facilidad de utilización el difusor tiene una duración de 25 horas lo que lo limita la atención domiciliar del paciente, lo que no nos permite el uso de terapias antibióticas de poca estabilidad que no pueden durar mas de 12 horas. En seguridad de uso y resultados la duración de mas de 12 horas no garantiza la estabilidad de un medicamento poco estable. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo la finalidad a la que va perseguida con una unidad de producto.	0														
	71	SU.PC.SANI.01.05.15.000016	D54019	INFUSOR MEDICACION DE 60-300ml.-CAPACIDAD RESERVORIO:[100-150];VELOCIDAD DE INFUSION:[5-10];	25,41	10,00 %	1000	GRIFOLS MOVACO, S.A		REF:C0050M CIP:1000071440 61	Oferta apta, cumple características técnicas requeridas pero no aporta ventajas. En cuanto a facilidad de utilización el difusor tiene una duración de 20 horas lo que lo limita la atención domiciliar del paciente, lo que no nos permite el uso de terapias antibióticas de poca estabilidad que no pueden durar mas de 12 horas. En seguridad de uso y resultados la duración de mas de 12 horas no garantiza la estabilidad de un medicamento poco estable. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo la finalidad a la que va perseguida con una unidad de producto.	0							17,787							
	71	SU.PC.SANI.01.05.15.000016	D54019	INFUSOR MEDICACION DE 60-300ml.-CAPACIDAD RESERVORIO:[100-150];VELOCIDAD DE INFUSION:[5-10];	25,41	10,00 %	1000	IBERIAN CARE 2016, S.L.		REF: 5100005001 CIP:100161166 49	Oferta apta, cumple características técnicas requeridas pero no aporta ventajas. En cuanto a facilidad de utilización el difusor tiene una duración de 20 horas lo que lo limita la atención domiciliar del paciente, lo que no nos permite el uso de terapias antibióticas de poca estabilidad que no pueden durar mas de 12 horas. En seguridad de uso y resultados la duración de mas de 12 horas no garantiza la estabilidad de un medicamento poco estable. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo la finalidad a la que va perseguida con una unidad de producto.	0														
	71	SU.PC.SANI.01.05.15.000016	D54019	INFUSOR MEDICACION DE 60-300ml.-CAPACIDAD RESERVORIO:[100-150];VELOCIDAD DE INFUSION:[5-10];	25,41	10,00 %	1000	IZASA HOSPITAL, S.L.U		REF: I25915-100H12 CIP:1001344736 18	Oferta muy buena, cumple características técnicas requeridas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización el difusor tiene una duración de 12 horas lo que lo hace susceptible de uso en la actividad de antibioterapia domiciliar, lo que nos permite el uso de terapias antibióticas de poca estabilidad que no pueden durar mas de 12 horas. En seguridad de uso y resultados la duración de 12 horas garantiza la estabilidad del medicamento. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo la finalidad a la que va perseguida con una unidad de producto.	40	17,567000			30,87%	40		SI	MENOS DE 48 H. PARA LOS PEDIDOS ORDINARIOS	15	Presenta ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e informe de sostenibilidad. A pesar de que 2 de los certificados presentados son de los solicitados para acreditar el criterio medioambiental, no presentan en su alcance el uso de papel/cartón reciclado ni que el plástico sea biodegradable	0	95,00	IZASA HOSPITAL, S.L.U	
	72	SU.PC.SANI.01.05.15.000017	B76610	INFUSOR MEDICACION REGULABLE DE 60-300ml.-VEL. INFUSION MAX:[0-5];VEL. INFUSION MIN:[1-3];CAPACIDAD RESERVORIO:[50-150];	22,428	10,00 %	400	BAXTER, S.L.		REF: 2C1154K CIP:1000006 44711	No presenta muestra no podemos valorar	-														
	72	SU.PC.SANI.01.05.15.000017	B76610	INFUSOR MEDICACION REGULABLE DE 60-300ml.-VEL. INFUSION MAX:[0-5];VEL. INFUSION MIN:[1-3];CAPACIDAD RESERVORIO:[50-150];	22,428	10,00 %	400	GRIFOLS MOVACO, S.A		REF: MC12M CIP:1001345050 45	Oferta buena, cumple características técnicas solicitadas, considerándose que aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, y rendimiento y eficacia, considerándose que cumple con el fin al que va perseguido con una unidad de producto	20	18,3505			18,18%	40		NO	EN PEDIDOS ORDINARIOS UN PLAZO < O = A 48 H	15	Presenta declaración responsable. No es certificado válido solicitado en el criterio	0	75,00	GRIFOLS MOVACO, S.A	
	73	SU.PC.SANI.01.05.15.000017	D99328	INFUSOR MEDICACION REGULABLE DE 60-300ml.-VEL. INFUSION MAX:[10-15];VEL. INFUSION MIN:[1-3];CAPACIDAD RESERVORIO:[300-450];	58,905	10,00 %	200	B. BRAUN MEDICAL, S.A		REF:PSAF01 CIP:1001054 72770	Ofertas no cumple prescripciones técnicas porque la velocidad de infusión es de 1 a 7 ml/h y el GC que hemos licitado tiene infusión máxima entre 10 y 15 por lo que no esta dentro de este rango.	-														

Código:	6hWMS716PFIRMAI rUnPWR5I2DXU8r3		Fecha:	09/02/2024
Firmado Por	FRANCISCO DE ASIS TRIVIÑO TARRADAS			
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/		Página:	36/39



ANEXO A RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN PAAM 4/23

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIONGC	precio unitario C/IVA	IVA	Unidades licitación 2 años	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos	OFERTA ECONÓMICA IVA INCLUIDO	Importe licitación Agrupación de lote	Importe oferta Agrupación de lote (iva incluido)	% bajada	PUNTAJACIÓN OFERTA ECONÓMICA	Limite baja anormal	Baja anormal	PLAZO DE ENTREGA	PUNTOS PLAZO ENTREGA	CRITERIO MEDIOAMBIENTAL	Puntuación criterio medioambiental	PUNTUACIÓN TOTAL	ADJUDICATARIO PROPUESTO			
	73	SU.PC.SANI.01.05.15.000017	D99328	INFUSOR MEDICACION REGULABLE DE 60-300ml.-VEL INFUSION MAX:[10-15];VEL INFUSION MIN:[1-3];CAPACIDAD RESERVORIO:[300-450];	58,905	10,00 %	200	GRIFOLS MOVACO, S.A		REF: MC1248L CIP: 1001345070 65	Ofertas buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización presenta un ritmo de infusión entre 1-15 ml/h.El sistema de medida es muy intuitivo aunque este expresado en mililitros en la carcasa externa y fácilmente valorable para que el paciente sea capaz de ver el correcto funcionamiento del dispositivo. Dispone de carcasa transparente con filtro fotoprotector, ligera y resistente a golpes. No presenta ningún dispositivo que por error se detenga la infusión. El dispositivo presenta una configuración que no permite una fácil manipulación por personal no sanitario. Trae una etiqueta adhesiva para poner datos del paciente y de la medicación. Presenta sistema para poder colgarlo haciéndolo mas cómodo para su transporte. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para paciente ni profesionales. Y rendimiento y eficacia son adecuados, cumpliendo con el fin al que va perseguido.	20	48,1825			18,20%	40	41,2335	NO	EN PEDIDOS ORDINARIOS UN PLAZO < O = A 48 H	15	Presenta declaración responsable. No es certificado válido solicitado en el criterio	0	75,00	GRIFOLS MOVACO, S.A			
	73	SU.PC.SANI.01.05.15.000017	D99328	INFUSOR MEDICACION REGULABLE DE 60-300ml.-VEL INFUSION MAX:[10-15];VEL INFUSION MIN:[1-3];CAPACIDAD RESERVORIO:[300-450];	58,905	10,00 %	200	PALEX MEDICAL, S.A.		REF: 372590 CIP: 1000133299 44	No presenta muestras por lo que no se ha podido valorar	-	Excluido por no presentar muestra.															
	74	SU.PC.SANI.01.05.20.000001	B42100	FILTRO ELIMINACION PARTICULAS Y AIRE 0.20µm. C/LINEA-Forma del filtro:rectangular;Longitud de la línea:[15-30];CAPACIDAD DE FILTRACION:[0.2-0.2];	4,908069	21,00 %	13000	B. BRAUN MEDICAL, S.A		REF:418463 7 CIP:1001306 85251	Oferta muy buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización es flexible y tiene menos memoria de acodamiento lo que favorece la infusión de la medicación. Presenta una longitud adecuada permitiendo una mejor movilidad del paciente y manipulación por el personal. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia adecuada consiguiendo el fin al que va perseguido	40	4,235000			13,71%	32,17605556	2.3604375	NO	PLAZO DE ENTREGA ORDINARIO DE 48 HORAS	15	Presenta declaración responsable y certificado FSC Chain of Custody a nombre de SaicaPack, si bien el certificado FSC está caducado desde diciembre de 2022.	0	87,18				
	74	SU.PC.SANI.01.05.20.000001	B42100	FILTRO ELIMINACION PARTICULAS Y AIRE 0.20µm. C/LINEA-Forma del filtro:rectangular;Longitud de la línea:[15-30];CAPACIDAD DE FILTRACION:[0.2-0.2];	4,908069	21,00 %	13000	ICU MEDICAL PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HOSPITALARIOS, S.L.		REF: 011- H2741 CIP: 1001323837 08	Oferta muy buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización es flexible y tiene menos memoria de acodamiento lo que favorece la infusión de la medicación. Presenta una longitud adecuada permitiendo una mejor movilidad del paciente y manipulación por el personal. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia adecuada consiguiendo el fin al que va perseguido	40	4,24			13,61%	32,15989039	2.3604375	NO	ORDINARIOS 24 H.	15	Presenta declaración responsable. No es certificado válido solicitado en el criterio	0	87,16				
	74	SU.PC.SANI.01.05.20.000001	B42100	FILTRO ELIMINACION PARTICULAS Y AIRE 0.20µm. C/LINEA-Forma del filtro:rectangular;Longitud de la línea:[15-30];CAPACIDAD DE FILTRACION:[0.2-0.2];	4,908069	21,00 %	13000	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.		REF: A-2368 CIP: 1000143787 38	Oferta apta cumple prescripciones técnicas y no aporta destacables. En cuanto a facilidad de utilización es flexible, no presenta alargadera en uno de los extremos, lo que dificulta la manipulación por parte del personal y el confort para el paciente. Tiene una conexión en Y con terminal no fijo a la que se le puede retirar el biocnector con el riesgo de salida de medicación. Presenta una longitud menor que las ofertas mejor valoradas lo que puede dificultar la movilidad del paciente y manipulación por el personal. Seguridad de uso y resultados como se indica anteriormente puede suponer riesgo de salida de medicación por el biocnector no fijo. Rendimiento y eficacia adecuada consiguiendo el fin al que va perseguido	0	Excluido por no superar umbral minimo															
	74	SU.PC.SANI.01.05.20.000001	B42100	FILTRO ELIMINACION PARTICULAS Y AIRE 0.20µm. C/LINEA-Forma del filtro:rectangular;Longitud de la línea:[15-30];CAPACIDAD DE FILTRACION:[0.2-0.2];	4,908069	21,00 %	13000	OIARSO, S.COOP		REF: 157.02 CIP: 1000219506 22	Oferta muy buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización es flexible y tiene menos memoria de acodamiento lo que favorece la infusión de la medicación. Presenta una longitud adecuada permitiendo una mejor movilidad del paciente y manipulación por el personal. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia adecuada consiguiendo el fin al que va perseguido	40	1,8150			63,02%	40	2.3604375	SI	ORD: 24/48 H. URG: < DE 24 H.	15	No aporta documentación	0	95,00	OIARSO, S.COOP			
	74	SU.PC.SANI.01.05.20.000001	B42100	FILTRO ELIMINACION PARTICULAS Y AIRE 0.20µm. C/LINEA-Forma del filtro:rectangular;Longitud de la línea:[15-30];CAPACIDAD DE FILTRACION:[0.2-0.2];	4,908069	21,00 %	13000	PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.		REF: 309.0484 CIP: 1001353949 14	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización es menos flexible lo que puede favorecer la memoria de acodamiento lo que puede dificultar la infusión de la medicación. Presenta una longitud menor que las ofertas mejor valoradas lo que puede dificultar la movilidad del paciente y manipulación por el personal. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia adecuada consiguiendo el fin al que va perseguido	20	2,299			53,16%	38,43521111	2.3604375	SI	ORD: < 24/48 H. URG: < 24 H.	15	Presenta declaración responsable AFCC a favor de empresa Hinojosa Packaging de producto 100% reciclable, ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 ambas caducadas, declaración responsable empresa PMH y declaración responsable empresa Procartón. A pesar de que 2 de los certificados presentados son de solicitados para acreditar el criterio medioambiental, no presentan en su alcance el uso de papel/cartón reciclado ni que el plástico sea biodegradable y además están caducados	0	73,44				

Código:	6hwMS716PFIRMAI rUnPWR5I2DXU8r3		Fecha	09/02/2024
Firmado Por	FRANCISCO DE ASIS TRIVIÑO TARRADAS		Página	37/39
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/			



ANEXO A RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN PAAM 4/23

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIONGC	precio unitario C/IVA	IVA	Unidades licitación 2 años	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos	OFERTA ECONÓMICA IVA INCLUIDO	Importe licitación Agrupación de lote	Importe oferta Agrupación de lote (iva incluido)	% bajada	PUNTUACIÓN OFERTA ECONÓMICA	Limite baja anormal	Baja anormal	PLAZO DE ENTREGA	PUNTOS PLAZO ENTREGA	CRITERIO MEDIOAMBIENTAL	Puntuación criterio medioambiental	PUNTUACIÓN TOTAL	ADJUDICATARIO PROPUESTO				
	75	SU.PC.SANI.01.05.20.000002	C29254	FILTRO PARA MEZCLAS COMPLETAS DE NUTRIENTES 1.20µm.-Forma del filtro:rectangular;Tipo conexión:luer-lock;Capacidad filtración aire:[0-1];Capacidad filtración líquidos:[1-5];PVC:si;	2,528295	21,00 %	7000	OIARSO, S.COOP		REF: 157.12 CIP: 1000148069 63	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización presenta alargadera en la parte proximal y distal lo que contribuye a evitar una manipulación próxima de la vía central del paciente, disminuyendo el riesgo de infección, facilitando la manipulación por parte de los profesionales y comodidad del paciente. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia adecuada consiguiendo el fin al que va perseguido con una unidad de producto	20	1,7787			29,65%	40		NO	ORD: 24/48 H. URG: < DE 24 H.	15	No aporta documentación	0	75,00	OIARSO, S.COOP				
	75	SU.PC.SANI.01.05.20.000002	C29254	FILTRO PARA MEZCLAS COMPLETAS DE NUTRIENTES 1.20µm.-Forma del filtro:rectangular;Tipo conexión:luer-lock;Capacidad filtración aire:[0-1];Capacidad filtración líquidos:[1-5];PVC:si;	2,528295	21,00 %	7000	PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.		REF: 309.1532 CIP: 1001292766 13	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización no presenta alargadera en la parte proximal ni distal lo que hace que haya que manipular la vía central del paciente mas cerca con el consiguiente aumento del riesgo de infección, disminuyendo la comodidad del paciente y dificultando la manipulación de los profesionales. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para pacientes ni profesionales. Rendimiento: el hecho de que no disponga de alargadera en ninguno de los extremos hace que en el servicio se le añada una alargadera para evitar lo comentado anteriormente. Y eficacia adecuada.	0	Excluido por no superar umbral minimo										1,7698065						
	76	SU.PC.SANI.01.05.20.006000	C34776	FILTRO ELIMINACION PARTICULAS Y AIRE 0.20µm.- Forma del filtro:redondo;Tipo conexión:luer-lock;Capacidad filtración aire:[0-1];Capacidad filtración líquidos:[0-1];PVC:no;	1,7787	21,00 %	17000	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.		REF: A6704 CIP: 1000294023 92	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización el filtro es plano lo que favorece la manipulación y la comodidad para el paciente. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para pacientes y profesionales. Rendimiento y eficacia es adecuado consiguiendo el fin al que va perseguido.	20	1,570580			11,70%	40		NO	PEDIDOS ORDINARIOS EN UN PLAZO MENOR O IGUAL A 48 HORAS	15	Presenta declaración responsable. No es certificado válido solicitado en el criterio	0	75,00	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.				
	76	SU.PC.SANI.01.05.20.006000	C34776	FILTRO ELIMINACION PARTICULAS Y AIRE 0.20µm.- Forma del filtro:redondo;Tipo conexión:luer-lock;Capacidad filtración aire:[0-1];Capacidad filtración líquidos:[0-1];PVC:no;	1,7787	21,00 %	17000	VYGON, SAU		REF: 80922 CIP: 1000003673 19	Ofertas apta, cumple prescripciones técnicas pero no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización el hecho de no ser plana como la oferta de INTERSURGICAL ESPAÑA, dificulta la manipulación y la comodidad para el paciente. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para paciente y profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va perseguido con una unidad de producto.	0	Excluido por no superar umbral minimo										1,24509						
	77	SU.PC.SANI.01.05.20.015000	C56069	FILTRO MEMBRANA PES 0.22µm.- Forma del filtro:redondo;Tipo conexión:luer;Capacidad filtración aire:[0-1];Capacidad filtración líquidos:[0-1];PVC:si;	2,41395	21,00 %	6400				NO HAY OFERTA															Desierto			
	78	SU.PC.SANI.01.05.20.015000	C24503	FILTRO MEMBRANA PES 0.22µm.- Forma del filtro:redondo;Tipo conexión:luer-lock;Capacidad filtración aire:[0-1];Capacidad filtración líquidos:[0-1];PVC:no;	1,67706	21,00 %	6400	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.		REF: A6332 CIP: 1001053324 63	Oferta buena, cumple características técnicas solicitadas, considerándose que aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, y rendimiento y eficacia, considerándose que cumple con el fin al que va perseguido con una unidad de producto	20	1,323135			21,10%	40		NO	PEDIDOS ORDINARIOS EN UN PLAZO MENOR O IGUAL A 48 HORAS	15	Presenta declaración responsable. No es certificado válido solicitado en el criterio	0	75,00	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.				
	78	SU.PC.SANI.01.05.20.015000	C24503	FILTRO MEMBRANA PES 0.22µm.- Forma del filtro:redondo;Tipo conexión:luer-lock;Capacidad filtración aire:[0-1];Capacidad filtración líquidos:[0-1];PVC:no;	1,67706	21,00 %	3000	OIARSO, S.COOP		REF: 153.22 CIP: 1000891596 90	Oferta buena, cumple características técnicas solicitadas, considerándose que aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, y rendimiento y eficacia, considerándose que cumple con el fin al que va perseguido con una unidad de producto	20	1,6759			0,07%	3		NO	ORD: 24/48 H. URG: < DE 24 H.	15	No aporta documentación	0	38,00					
	79	SU.PC.SANI.01.05.20.200001	B38383	TRASVASADOR LIQUIDOS POR JERINGA C/ MUELLE-VALVULA - GC	2,425385	21,00 %	6700	ICU MEDICAL PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HOSPITALARIOS, S.L.		REF: 034-CS-53 CIP: 1000145193 68	Oferta muy buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización la punta del punzón permite gracias a su afilada una muy adecuada perforación de los viales. La zona de manipulación del dispositivo es muy ergonómica, por lo que el riesgo de contaminación es menor y facilita el trabajo de los profesionales dada la organización del servicio. En cuanto a seguridad de uso y resultados presenta un tapón en su parte distal que minimiza el riesgo de contaminación. La longitud del punzón que penetra en el vial es muy adecuada no quedando ninguna parte del mismo fuera del vial por lo que se minimiza también el riesgo de contaminación. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo la finalidad a la que va perseguida con una unidad de producto.	40	2,30			5,17%	18		NO	ORDINARIOS 24 H.	15	Presenta declaración responsable. No es certificado válido solicitado en el criterio	0	73,00	ICU MEDICAL PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HOSPITALARIOS, S.L.				

Código:	6hWMS716PFIRMAI rUnPWR5I2DXU8r3		Fecha	09/02/2024
Firmado Por	FRANCISCO DE ASIS TRIVIÑO TARRADAS		Página	38/39
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/			



ANEXO A RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN PAAM 4/23

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACION GC	precio unitario C/IVA	IVA	Unidades licitación 2 años	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos	OFERTA ECONÓMICA IVA INCLUIDO	Importe licitación Agrupación de lote	Importe oferta Agrupación de lote (iva incluido)	% bajada	PUNTUACIÓN OFERTA ECONÓMICA	Limite baja anormal	Baja anormal	PLAZO DE ENTREGA	PUNTOS PLAZO ENTREGA	CRITERIO MEDIOAMBIENTAL	Puntuación criterio medioambiental	PUNTUACIÓN TOTAL	ADJUDICATARIO PROPUESTO					
	79	SU.PC.SANI.01.05.20.200001	B38383	TRASVASADOR LIQUIDOS POR JERINGA C/ MUELLE-VALVULA - GC	2,425385	21,00 %	6700	LABORATORIOS CAIR ESPAÑA, S.L.U		REF: EL487	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas y no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización la punta del punzón permite gracias a su afilado una adecuada perforación de los viales. La zona de manipulación del dispositivo es menos ergonómica que la oferta de ICU MEDICAL, por lo que el riesgo de contaminación es mayor y no facilita el trabajo de los profesionales dada la organización del servicio. En cuanto a seguridad de uso y resultados no presenta un tapón en su parte distal por lo que puede aumentar el riesgo de contaminación y exposición para los profesionales. La longitud del punzón que penetra en el vial es adecuada no quedando ninguna parte del mismo fuera del vial por lo que se minimiza el riesgo de contaminación. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo la finalidad a la que va perseguida con una unidad de producto.	0																		
	79	SU.PC.SANI.01.05.20.200001	B38383	TRASVASADOR LIQUIDOS POR JERINGA C/ MUELLE-VALVULA - GC	2,425385	21,00 %	6700	VYGON, SAU		REF: 85601 CIP: 1000069029 25	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas y no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización el afilado del extremo distal del punzón presenta un afilado poco adecuado para la perforación de los viales, lo que requiere un esfuerzo adicional para perforarlos. En cuanto a seguridad de uso y resultados no presenta un tapón en su parte distal lo que puede aumentar el riesgo de contaminación. Debido al tamaño de determinados viales para el que se destinaria el uso de este dispositivo y dada la longitud del punzón, éste no entraría en su totalidad en dichos viales lo que aumenta el riesgo de manipulación y de contaminación. Rendimiento adecuado, en cuanto a eficacia debido a la expuesto anteriormente se puede ver comprometida al aumentar el riesgo de contaminación y exposición.	0																		
	79	SU.PC.SANI.01.05.20.200001	B38383	TRASVASADOR LIQUIDOS POR JERINGA C/ MUELLE-VALVULA - GC	2,425385	21,00 %	6700	PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.		REF: 803.4369 CIP: 1001612735 24	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas y no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización el afilado del extremo distal del punzón presenta un afilado poco adecuado para la perforación de los viales, lo que requiere un esfuerzo adicional para perforarlos. En cuanto a seguridad de uso y resultados no presenta un tapón en su parte distal lo que puede aumentar el riesgo de contaminación. Debido al tamaño de determinados viales para el que se destinaria el uso de este dispositivo y dada la longitud del punzón, éste no entraría en su totalidad en dichos viales lo que aumenta el riesgo de manipulación y de contaminación. Rendimiento adecuado, en cuanto a eficacia debido a la expuesto anteriormente se puede ver comprometida al aumentar el riesgo de contaminación y exposición.	0																		
	80	SU.PC.SANI.01.05.20.200002	C01075	TRASVASADOR LIQUIDOS POR JERINGA C/ FILTRO AIRE- Capacidad filtración: aire:[0-1];Capacidad filtración: líquidos:[0-1];	0,642873	21,00 %	15200	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.		REF: WA6425 CIP: 1000133205 50	Oferta buena, cumple características técnicas solicitadas, considerándose que aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, y rendimiento y eficacia, considerándose que cumple con el fin al que va perseguido con una unidad de producto	20	0,629200			2,13%	9	0,4500111	NO	PEDIDOS ORDINARIOS EN UN PLAZO MENOR O IGUAL A 48 HORAS	15	Presenta declaración responsable. No es certificado válido solicitado en el criterio	0	44,00	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.					
	81	SU.PC.SANI.01.05.20.200010	E86251	TRASVASADOR LIQUIDOS C/ LINEA Y CONEXIÓN LUER FEMBRIL-Látex-no	17,787	21,00 %	1000	NO HAY OFERTA																				Desierto		
	82	SU.PC.SANI.01.05.99.200006	E38933	TAPON PARA JERINGA ORAL GRANEL-Látex-no;	0,154112	21,00 %	100200	AMEBIL, S.L.		REF:OTC08 CIP:1001605 69310	Oferta buena, cumple con las características técnicas requeridas y aporta ventajas en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados y rendimiento y eficacia, consiguiendo el fin al que va perseguido.	20	0,137940			10,49%	40	0,1078784	NO	Plazo de entrega menor o igual a 48 HORAS	15	Presenta Memoria de sostenibilidad y fichas técnicas empresa Erabil cartón 100% reciclable.No es uno de los certificados oficiales válidos solicitados en el criterio de adjudicación	0	75,00	AMEBIL, S.L.					
	82	SU.PC.SANI.01.05.99.200006	E38933	TAPON PARA JERINGA ORAL GRANEL-Látex-no;	0,154112	21,00 %	100200	PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.		REF: 805.3888 CIP: 1001612736 25	Oferta no cumple, la muestra presentada no encaja en una jeringa con coño luer que es para lo que va destinado, tal y como indica la definición del genérico en el catálogo del SAS	-																		

Código:	6hWMS716PFIRMAI rUnPWR5I2DXU8r3	Fecha	09/02/2024
Firmado Por	FRANCISCO DE ASIS TRIVIÑO TARRADAS	Página	39/39
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/		

