

A C T A

MESA DE CONTRATACIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL INFORME TÉCNICO DE VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEPENDIENTES DE UN JUICIO DE VALOR Y APERTURA DEL SOBRE ELECTRÓNICO N.º 3 DE DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA Y TÉCNICA PARA SU EVALUACIÓN CONFORME A CRITERIOS DE EVALUACIÓN AUTOMÁTICA DEL EXPTE NÚM. 909/2023, (PA 46/23).

En Córdoba, siendo las once horas del día 9 de febrero de 2024, se reúne la Mesa de Contratación del Hospital Universitario Reina Sofía, centro donde está ubicada la Central Provincial de Compras de Córdoba, con la asistencia de las personas que a continuación se citan, para proceder a la aprobación del Informe Técnico de valoración de los criterios de adjudicación dependientes de un juicio de valor y apertura del sobre electrónico n.º 3 de documentación económica y técnica para su evaluación conforme a criterios de evaluación automática, del expediente núm. 909/2023, para la contratación del **SUMINISTRO DE MOBILIARIO CLINICO PARA DISTRITO SANITARIO CÓRDOBA Y GUADALQUIVIR, (CENTRO DE SALUD LEVANTE SUR Y CONSULTORIO DE ALCOLEA), CENTROS ADSCRITOS A LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE CORDOBA. PA 46/23.**

PRESIDENTA (*Suplente*)

D^a. M^a Luisa García Alijo
Subdirectora de Contratación Administrativa

VOCALES

D. Francisco Javier Ortiz Valverde
Letrado de la Asesoría Jurídica Provincial del SAS

D. Pedro Manuel Serrano Jurado
Interventor Provincial Adjunto

D. Gregorio Jurado Cáliz (*suplente*)
Jefe de Servicio de Contratación Administrativa

SECRETARIA

D^a Marina Serrano Martínez
Técnico de Función Administrativa

Constituida la Mesa de Contratación, en primer lugar, se procede a aprobar, por unanimidad, el acta de la sesión de la Mesa de Contratación de fecha 17 de octubre de 2023.

A continuación, a la vista de las personas licitadoras que participan en este procedimiento, la Secretaria de la Mesa procede a preguntar expresamente si algún miembro de la misma, se encuentra en alguna situación susceptible de generar un conflicto de intereses, dejando constancia en acta que cada uno de los miembros asistentes a la Mesa de Contratación, manifiesta la ausencia de conflicto de intereses en la presente licitación, de acuerdo al artículo 64 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

FIRMADO POR	MARIA LUISA GARCIA ALIJO		22/02/2024	PÁGINA 1/5
	MARINA EVA SERRANO MARTINEZ			
VERIFICACIÓN	Pk2imW5KZJNA8YTGBMYCXS97M5SX38		https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

La Mesa procede al examen del Informe Técnico emitido para la valoración de los criterios dependientes de un juicio de valor de las empresas que han presentado oferta al procedimiento de referencia, acordándose, por unanimidad la aprobación del Informe Técnico suscrito con fecha 3 y 5 de febrero de 2024.

Quedan **admitidas** las ofertas presentadas por las empresas relacionadas a continuación **en los lotes en los que superan el umbral mínimo de criterios de adjudicación dependientes de juicio de valor**, según anexo a esta acta y, por tanto, pueden continuar en el proceso de valoración de los criterios de adjudicación automáticos:

1. INSTRUMEDIC SL
2. ARJO IBERIA, S.L.
3. STRYKER IBERIA S.L.
4. IZASA SCIENTIFIC, SLU
5. GRUPO R QUERALTO, SOCIEDAD ANONIMA
6. PEDRO MANUEL MARTINEZ MORENO

Si bien, quedan **excluidas**, las ofertas presentadas por las empresas **INSTRUMEDIC SL** y **GRUPO R QUERALTO, SOCIEDAD ANONIMA**, **en determinados lotes, según anexo a esta acta** porque o bien no cumplen con las prescripciones técnicas establecidas en el PPT y por tanto no son puntuadas, o bien, cumpliendo con el PPT no superan el umbral mínimo establecido para continuar en el procedimiento de licitación.

A continuación, previo rechazo en la aplicación SIREC de las ofertas excluidas, la Secretaria procede a la apertura del sobre n.º 3, donde figuran la oferta económica y la documentación evaluable mediante criterios de adjudicación automáticos, presentada por las empresas admitidas.

La Mesa de Contratación prosigue con la calificación del resto de la documentación presentada en el sobre n.º 3, acordando admitir a las siguientes empresas licitadoras, al haber presentado la documentación correctamente:

1. INSTRUMEDIC SL
2. ARJO IBERIA, S.L.
3. STRYKER IBERIA S.L.
4. IZASA SCIENTIFIC, SLU
5. GRUPO R QUERALTO, SOCIEDAD ANONIMA

Asimismo, la Mesa de Contratación acuerda por unanimidad, solicitar subsanación de la documentación presentada a la empresa **PEDRO MANUEL MARTINEZ MORENO**, dándole un plazo de tres días naturales para ello, contados a partir del siguiente al envío de la notificación, siempre que se publique el anuncio de la notificación en el perfil de contratante, para que presente la siguiente documentación: **Anexos VIII, IX, IX BIS y X**.

Finalmente, no habiendo más asuntos que tratar, la Presidenta de la Mesa levanta la sesión a las once horas y treinta minutos del día indicado al principio del acta.

De todo lo anterior, yo, la Secretaria, doy fe.

Vº Bº
LA PRESIDENTA,

LA SECRETARIA,

FIRMADO POR	MARIA LUISA GARCIA ALIJO		22/02/2024	PÁGINA 2/5
	MARINA EVA SERRANO MARTINEZ			
VERIFICACIÓN	Pk2imW5KZJNA8YTGBMYCXS97M5SX38		https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	



INFORME TECNICO

ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 09/02/2024

PROVINCIAL DE COMPRAS DE CORDOBA, PA 46/23

AGRUPACION DE LOTE	LOTE	CODIGO GENERICO DE CENTRO	DESCRIPCIÓN DEL GENÉRICO DE CENTRO	UDS TOTALES	IVA	PRECIO UNITARIO CON IVA	PRESUPUESTO TOTAL CON IVA	PROVEEDOR	VAR	RFA	INF. TECNICO	PUNTOS
CLINICO 1	1	A85232	Mesa de reconocimiento Hidráulica y alt variable ginecológica Acero Inox.-GC	1	21 %	4.840,00	4.840,00	INSTRUMEDIC, S.L.		14655+14972	Muy Bueno. Bandeja de acero inox extraible bajo el asiento, cojín ergonómico para el respaldo de sillones o hueco ginecológico. Posición especial Trendelenburg compensado. Motor hidráulico. Puñeras regulables y gratorias	45
CLINICO 1	1	A85232	Mesa de reconocimiento Hidráulica y alt variable ginecológica Acero Inox.-GC	1	21 %	4.840,00	4.840,00	GRUPO QUERALT.O, S.A.		2720+2870	Muy Bueno. Bandeja de acero inox extraible bajo el asiento, cojín ergonómico para el respaldo de sillones o hueco ginecológico. Posición especial Trendelenburg compensado. Motor hidráulico. Puñeras regulables y gratorias	45
CLINICO 1	2	A85037	Carrro camilla de altura fija, en acero inoxidable.-GC	1	21 %	2.178,00	2.178,00	INSTRUMEDIC, S.L.		10050	Bueno. Respaldo articulado por cremallera: portasueros de doble gancho. Bandeja porta óculos	22,5
CLINICO 1	2	A85037	Carrro camilla de altura fija, en acero inoxidable.-GC	1	21 %	2.178,00	2.178,00	GRUPO QUERALT.O, S.A.		M042_ESP 150KG +OP888-60	Bueno. Estructura reforzada. Respaldo articulado por cremallera, portasueros de doble gancho	22,5
CLINICO 1	3	A85199	Mesa de reconocimiento de 2 cuerpos de alt. fija en Acero Inox.-GC	14	21 %	303,00	4.242,00	INSTRUMEDIC, S.L.		14736,01	No Cumple. No cumple las prescripciones solicitadas porque se solicita peso mínimo soportado 150 kg, y la oferta solo soporta 120 Kg.	-
CLINICO 1	3	A85199	Mesa de reconocimiento de 2 cuerpos de alt. fija en Acero Inox.-GC	14	21 %	303,00	4.242,00	GRUPO QUERALT.O, S.A.		M166-60 ESP 150KG +OP888-60	Bueno. Fabricada en acero inox; cabezal abatible mediante cremallera. Incluye nivelador	22,5
CLINICO 1	4	D37854	Camilla exploración pediatrica-Dos cuerpos	2	21 %	303,00	606,00	INSTRUMEDIC, S.L.		14745	Buena; fabricada en acero con revestimiento en Epoxy; cabezal abatible mediante cremallera. Epoxy: cabezal abatible mediante cremallera.	22,5
CLINICO 1	4	D37854	Camilla exploración pediatrica-Dos cuerpos	2	21 %	303,00	606,00	GRUPO QUERALT.O, S.A.		M161_ESP 120KG+OP888-60	Buena; fabricada en acero inox; cabezal abatible mediante cremallera. Incluye nivelador	22,5
CLINICO 1	5	A85221	Mesa de reconocimiento Hidráulica de 2 cuerpos y alt. Variable en epoxi.-GC	4	21 %	1.452,00	5.808,00	INSTRUMEDIC, S.L.		14770	Muy Bueno. Estructura en Acero con revestimiento en Epoxy; dos secciones. peso Max 225kg.	45
CLINICO 1	5	A85221	Mesa de reconocimiento Hidráulica de 2 cuerpos y alt. Variable en epoxi.-GC	4	21 %	1.452,00	5.808,00	GRUPO QUERALT.O, S.A.		4034-70 (MM-ECOMAX- H70)	Muy Bueno. tiene larguero de la base mas estenso que el labero para facilitar el acceso del profesional al paciente con facilidad. peso Max 180kg	45
CLINICO 1	6	A85250	Sillón toma de muestras en acero Inox.-GC	1	21 %	605,00	605,00	INSTRUMEDIC, S.L.		21180	Bueno. Estructura en acero cromado; capacidad de carga 150 kg; Respaldo y piecero articulado hasta 180º	22,5
CLINICO 1	6	A85250	Sillón toma de muestras en acero Inox.-GC	1	21 %	605,00	605,00	GRUPO QUERALT.O, S.A.		2650 SE-VERONA	Muy Bueno. Estructura electrica. Funcion Trendelenburg. Peso Max 180kg; Juego de brazos con volutas y desmontables	45
	7	A85256	Apoya-Brazos para extracciones en acero Inox.-GC	3	21 %	145,00	435,00	GRUPO QUERALT.O, S.A.		M191	Bueno. Con soporte de brazo en acero cromado; tapizado con cojín; Regulable en altura mediante pomu. Soporte de brazo con rotula; Peralta de alumine con cinco apoyos	22,5
	8	A85337	Armario-GC	1	21 %	484,00	484,00	GRUPO QUERALT.O, S.A.		M6001-I	No cumple. Las puertas son de cristal	-
	9	A85000	Bascula electrónica para adultos con italia-GC	6	21 %	363,00	2.178,00	GRUPO QUERALT.O, S.A.		QM-00014/04+ QM- 00013/08	Muy Buena. Incluye funciones de medicar como: Cálculo de IMC, Funcion de Medica-Infra, Patale giratoria, Ajuste automatico de Cero	45
	10	F02089	Bascula electrónica de precisión- Precisión: 0,1 gr. / 2000 gr.	9	21 %	242,00	2.178,00	SIN OFERTAS				
	11	A85006	Biombo de tres cuerpos en acero inoxidable.- GC	19	21 %	212,00	4.028,00	GRUPO QUERALT.O, S.A.		M027-AI	Bueno. Posibilidad de Color con tejido lavable	22,5
	12	E93776	9 CAMAS BASCULANTES-GC	5	21 %	303,00	1.515,00	INSTRUMEDIC, S.L.		BA2+BA3+BA4	Muy Bueno. Se adapta perfectamente al espacio solicitado y proporciona una gran capacidad de almacenaje	45
	12	E93776	9 CAMAS BASCULANTES-GC	5	21 %	303,00	1.515,00	GRUPO QUERALT.O, S.A.		QM-00082/05+QM- 00082/04+QM-00083/18	Bueno. Proporciona chasis para la facilidad del montaje	22,5

FIRMADO POR	MARIA LUISA GARCIA ALIJO	22/02/2024	PÁGINA 4/5
	MARINA EVA SERRANO MARTINEZ		
VERIFICACIÓN	Pk2jmW5KZJNA8YTGBMYCXS97M5SX38	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	



AGRUPACIÓN DE LOTE	LOTE	CÓDIGO GENÉRICO DE CENTRO	DESCRIPCIÓN DEL GENÉRICO DE CENTRO	UDS TOTALES	IVA	PRECIO UNITARIO CON IVA	PRESUPUESTO TOTAL CON IVA	PROVEEDOR	VAR	RFA	INF. TÉCNICO	PUNTOS
	24	A85188	Lámpara de exploración con lupa de 3 dioptrías.-GC	3	21 %	242,00	726,00	GRUPO QUERALT.O, S.A.		QM-00007/15	Buena. Base con 4 ruedas e iluminación fluorescente	22,5
	25	A85117	Cairo de Yesos en Acero Inoxidable.-GC	1	21 %	1.300,00	1.300,00	INSTRUMEDIC, S.L.		10202	Muy Buena: ref 10202'. estructura de acero inox con 2 cubiertas de 8 litros: masa abatible: empujador lateral	45
	25	A85117	Cairo de Yesos en Acero Inoxidable.-GC	1	21 %	1.300,00	1.300,00	GRUPO QUERALT.O, S.A.		M071-1	Muy Buena: ref 10202'. estructura de acero inox con 2 cubiertas de 8 litros: masa abatible: empujador lateral	45
	26	A84992	Banqueta de acceso de un tramo en acero inoxidable.-GC	19	21 %	61,00	1.159,00	INSTRUMEDIC, S.L.		5003	Muy Buena: mejora seguridad tacos de goma que evitan el desplazamiento	45
	26	A84992	Banqueta de acceso de un tramo en acero inoxidable.-GC	19	21 %	61,00	1.159,00	GRUPO QUERALT.O, S.A.		M006	Muy Buena: mejora seguridad tacos de goma que evitan el desplazamiento	45
	27	A85001	Bascula para bebes con talla-GC	1	21 %	484,00	484,00	INSTRUMEDIC, S.L.		SA834+SA210	No Cumple. No cumple con el requisito de certificación categoría III expresamente indicado en la documentación aportada	-
	27	A85001	Bascula para bebes con talla-GC	1	21 %	484,00	484,00	GRUPO QUERALT.O, S.A.		QM-00013/07	Muy Buena: con certificación clase III. Cuna extensible que permite pasar a niños hasta 4 años. Con alimentación a Pilas: apagado automático. 2014.	45
	28	A51247	PESO c/ tallímetro GC	2	21 %	460,00	920,00	GRUPO QUERALT.O, S.A.		QM-00014/04 +QM- 00013/08	Muy Buena. Incluye funciones de medida como: Cálculo de IMC. Funcion de Medir- niño, Pálida giratoria. Ajuste automatico de Cero	45
	29	A85365	Portasueros con base de cinco ruedas en aluminio-GC	5	21 %	218,00	1.090,00	INSTRUMEDIC, S.L.		22342	Muy Buena: Estructura en acero inox: vaso para pulgar sucos y recoge gases: ruedas giratorias en color Verde.	45
	29	A85365	Portasueros con base de cinco ruedas en aluminio-GC	5	21 %	218,00	1.090,00	GRUPO QUERALT.O, S.A.		M029-P4	Buena: Estructura de acero inox. Regulable en altura. 4 giros 4 kg.	22,5
	30	F99300	Sillas de Ruedas con portasueros y portabombonas	4	21 %	454,00	1.816,00	GRUPO QUERALT.O, S.A.		QA-00036/01- D+ACC+QA-00036/07-24	Buena. Es autoproplisable por el Aro con forma anatomica que facilita su manejo y uso	22,5
	31	A85330	Sillones paciente-GC	2	21 %	787,00	1.574,00	PEDRO MANUEL MARTINEZ MORENO		MARTA	Buena: 1' Tapiceria gñmiga 142: 1' elido vinílico: Opción de Ruedas: Mecanismo Manual	22,5
	31	A85330	Sillones paciente-GC	2	21 %	787,00	1.574,00	GRUPO QUERALT.O, S.A.		QMD-00005/22	Buena: 1' Tapiceria gñmiga 142: 1' elido vinílico: Opción de Ruedas:	22,5
	32	A51249	TALLIMETRO HORIZONTAL-GC	2	21 %	145,00	290,00	INSTRUMEDIC, S.L.		SA210	Apto: Modelo SECA 210: cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPII , pero no aporta ventajas destacadas	0
	32	A51249	TALLIMETRO HORIZONTAL-GC	2	21 %	145,00	290,00	GRUPO QUERALT.O, S.A.		QM-00013/18	Buena: Mejor de confort con cochinera de tacto suave	22,5
	33	A85386	Vitrinas de dos puertas en acero inoxidable-GC	18	21 %	500,00	9.000,00	INSTRUMEDIC, S.L.		6034.ZI. T	Buena: Fabricado en acero inox con dos compartimentos cerrados con llave: puertas acristaladas. Píñada Epoxi	22,5

Técnico de Infraestructuras y Servicios
Distrito Sanitario Córdoba y Guadaluquivir

Técnico de Infraestructuras y Servicios
Distrito Sanitario Córdoba y Guadaluquivir