

INFORME DE VALORACIÓN TÉCNICA
EXP. 2023021. CONTRATO DE SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO GENERAL DE
LABORATORIO PARA IBIMA-PLATAFORMA BIONAND
Lote 9: Termobloque para de tubos de 1,5mL
Procedimiento ABIERTO ORDINARIO

❖ **OBJETO DEL INFORME**

El presente informe tiene como objeto valorar técnicamente las ofertas técnicas que han sido presentadas por los licitadores interesados en concurrir en el marco del expediente de contratación del expediente 2023021 Lote 9 conforme a los criterios evaluables mediante juicio de valor.

❖ **ANTECEDENTES**

FIMABIS, en el desarrollo y correcta ejecución de su actividad, lleva a cabo la contratación del "*termobloque para tubos de 1,5mL*" para dotación del Laboratorio de IBIMA-Plataforma Bionand en el Hospital Universitario Regional de Málaga para apoyar los proyectos de investigación que se llevan a cabo en el Instituto.

Para conocer las características de los suministros ofertados por los licitadores, se les requería que aportaran una Memoria Técnica descriptiva de los suministros ofertados en el marco del objeto del contrato y cuya calidad se encuentra sujeta a valoración conforme a los criterios subjetivos o sometidos a juicio de valor establecidos en el Pliego

Del examen de la documentación técnica contenida en el **Archivo electrónico número 1** de las empresas licitadores se concluye que:

- DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES Y CIENTÍFICAS SL
- MICRODUR SL
- PROQUINORTE SA
- VWR INTERNATIONAL BIOLAB SLU

incluye una memoria técnica adecuada y con el contenido mínimo suficiente para proceder a su valoración.

❖ **INFORME TÉCNICO**

En base a lo anterior, se evalúan a continuación los criterios evaluables mediante juicio de valor de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 14 del pliego de condiciones particulares, (máximo puntos).

CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR	PUNTOS
MEMORIA TÉCNICA: se asignarán un total de cuarenta (40) puntos a la memoria técnica sobre el total de los criterios. Se valorarán la descripción detallada del suministro a prestar, y en concreto, el grado de detalle ofrecido por el licitador y que permita a la Fundación una comprensión adecuada y suficiente de la propuesta. Ello conforme a las siguientes posibilidades: Posibilidad 1: Muy Buena: Describe y desarrolla de forma detallada cada uno de los items del Pliego y permite la comprensión de la oferta de forma clara y sencilla. Los suministros ofertados se adecúan, con alto grado de satisfacción, a las necesidades por las que FIMABIS licita el contrato de referencia. Se asigna 30-40 puntos. Posibilidad 2: Buena: Describe y desarrolla de forma detallada gran parte de los items del Pliego y permite la comprensión de la oferta de forma clara y sencilla. Los suministros ofertados se adecúan, con un grado de satisfacción notable, a las necesidades por las que FIMABIS licita el contrato de referencia. Se asigna 20-30 puntos. Posibilidad 3: Aceptable: Describe con poco detalle los items del Pliego y permite la comprensión de la oferta. Los suministros ofertados se adecúan, con un grado de satisfacción suficiente, a las necesidades por las que FIMABIS licita el contrato de referencia. Se asigna 10-20 puntos. Posibilidad 4: Somera: De la oferta se puede extraer información para identificar cada uno de los items solicitados en el Pliego. Se asigna 0-10 puntos. Posibilidad 5: Mala: no permite comprender la oferta realizada. Se asigna 0 puntos.	40

Tras la valoración del cumplimiento de los requisitos mínimos, se concluye lo siguiente:

- (i) La oferta presentada por la empresa Distribuciones industriales y científicas S.L.:

La oferta no está muy bien detallada, no pone el número de muestras que se pueden calentar a la vez, ni el tamaño de los tubos que se pueden utilizar. No pone si hay posibilidad de vibración y falta detalle sobre los tiempos de calentamiento. **Por lo cual, se otorgan 15 puntos.**

- (ii) La oferta presentada por la empresa VWR:

La oferta es bien detallada y presenta los datos necesarios. No pone si hay shacking y si se puede regular la velocidad. No tiene tapa y se pueden calentar solo 20 muestras a la vez. El tiempo de calentamiento hasta 100° es muy largo. **Por esta oferta se otorgan 25 puntos.**

(iii) La oferta presentada por la empresa Microdur:

La oferta es bien detallada y presenta los datos necesarios. No pone si hay shacking y si se puede regular la velocidad. No tiene tapa y no pone exactamente el número de muestras que se pueden calentar a la vez. La uniformidad de temperatura es de 1 grado. **Por esta oferta se otorgan 30 puntos.**

(iv) La oferta presentada por la empresa PROQUINORTE:

La oferta es bien detallada. El termobloque presenta tapa, puede calentar hasta 40 muestras a la vez con buena uniformidad de temperatura. Tiene una velocidad de calentamiento óptima para los 100 grados y se puede usar también para mantener muestras en frío a temperatura más baja del ambiente. **Por esta oferta se otorgan 40 puntos.**



En Málaga, a 23 de febrero de 2024

Vocal técnico:

D. Fernando Rodríguez de Fonseca

Coordinador Laboratorio IBIMA-Plataforma Bionand en el Hospital Regional Universitario de Málaga

