

INFORME DE VALORACIÓN TÉCNICA
EXP. 2023021. CONTRATO DE SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO GENERAL DE
LABORATORIO PARA IBIMA-PLATAFORMA BIONAND
Lote 10: Un (1) congelador vertical -20°C
Procedimiento ABIERTO ORDINARIO

❖ **OBJETO DEL INFORME**

El presente informe tiene como objeto valorar técnicamente las ofertas técnicas que han sido presentadas por los licitadores interesados en concurrir en el marco del expediente de contratación del expediente 2023021 Lote 10 conforme a los criterios evaluables mediante juicio de valor.

❖ **ANTECEDENTES**

FIMABIS, en el desarrollo y correcta ejecución de su actividad, lleva a cabo la contratación del "*congelador vertical -20°C*" para dotación del Laboratorio de IBIMA-Plataforma Bionand en el Hospital Universitario Regional de Málaga para apoyar los proyectos de investigación que se llevan a cabo en el Instituto.

Para conocer las características de los suministros ofertados por los licitadores, se les requería que aportaran una Memoria Técnica descriptiva de los suministros ofertados en el marco del objeto del contrato y cuya calidad se encuentra sujeta a valoración conforme a los criterios subjetivos o sometidos a juicio de valor establecidos en el Pliego

Del examen de la documentación técnica contenida en el **Archivo electrónico número 1** de las empresas licitadores se concluye que:

- IZASA SCIENTIFIC SLU
- VWR INTERNATIONAL BIOLAB SLU

incluye una memoria técnica adecuada y con el contenido mínimo suficiente para proceder a su valoración.

❖ **INFORME TÉCNICO**

En base a lo anterior, se evalúan a continuación los criterios evaluables mediante juicio de valor de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 14 del pliego de condiciones particulares, (**máximo puntos**).

CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR	PUNTOS
MEMORIA TÉCNICA: se asignarán un total de cuarenta (40) puntos a la memoria técnica sobre el total de los criterios. Se valorarán la descripción detallada del suministro a prestar, y en concreto, el grado de detalle ofrecido por el licitador y que permita a la Fundación una comprensión adecuada y suficiente de la propuesta. Ello conforme a las siguientes posibilidades: Posibilidad 1: Muy Buena: Describe y desarrolla de forma detallada cada uno de los items del Pliego y permite la comprensión de la oferta de forma clara y sencilla. Los suministros ofertados se adecúan, con alto grado de satisfacción, a las necesidades por las que FIMABIS licita el contrato de referencia. Se asigna 30-40 puntos. Posibilidad 2: Buena: Describe y desarrolla de forma detallada gran parte de los items del Pliego y permite la comprensión de la oferta de forma clara y sencilla. Los suministros ofertados se adecúan, con un grado de satisfacción notable, a las necesidades por las que FIMABIS licita el contrato de referencia. Se asigna 20-30 puntos. Posibilidad 3: Aceptable: Describe con poco detalle los items del Pliego y permite la comprensión de la oferta. Los suministros ofertados se adecúan, con un grado de satisfacción suficiente, a las necesidades por las que FIMABIS licita el contrato de referencia. Se asigna 10-20 puntos. Posibilidad 4: Somera: De la oferta se puede extraer información para identificar cada uno de los items solicitados en el Pliego. Se asigna 0-10 puntos. Posibilidad 5: Mala: no permite comprender la oferta realizada. Se asigna 0 puntos.	40

Tras la valoración del cumplimiento de los requisitos mínimos, se concluye lo siguiente:

- (i) La oferta presentada por la empresa **Proquinorte**, cumple los requisitos mínimos exigidos en el apartado 2 del Pliego, siendo la valoración de la memoria técnica la siguiente:

Memoria técnica: La memoria técnica es clara y se ajusta a casi todos los requerimientos: tiene cierre de puerta automático, alarma y un volumen adecuado de 450L. El rango de temperaturas en torno a -18° es el requerido, dispone de cajones según la memoria. **Por lo cual, se otorgan 30 puntos.**

- (ii) La oferta presentada por la empresa **IZASA**, cumple los requisitos mínimos exigidos en el apartado 2 del Pliego, siendo la valoración de la memoria técnica la siguiente:

Memoria técnica: La memoria técnica se ajusta a los requisitos pero falta detallar información relevante. tiene un volumen de 500 L, un sistema de frío que garantiza entre -10° y -30° pero no se especifica cierre de puerta automático (si posibilidad de seguridad). Tiene alarma y una tecnología de última generación en frío y su control. Un problema importante es la falta de información del interior en relación a la división de los compartimentos, no indicando si se



compone de cajones, bandejas o cestas. Es un requisito esencial, porque la división en cajones es esencial para los diferentes productos a almacenar y los diferentes investigadores que lo utilizarán. **Por lo cual, se otorgan 24 puntos.**

En Málaga, a 23 de febrero de 2024

Vocal técnico:

D. Fernando Rodríguez de Fonseca

Coordinador Laboratorio IBIMA-Plataforma Bionand en el Hospital Regional Universitario de Málaga

