INFORME TÉCNICO RELATIVO A LA VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS ESTABLECIDOS EN EL EXPEDIENTE 0001072/2023 de SUMINISTRO MEDIANTE ACUERDO MARCO DE MATERIAL FUNGIBLE DE PULSIOXIMETRÍA CON DISPONIBILIDAD DE USO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA LA UTILIZACIÓN DEL MATERIAL OBJETO DEL CONTRATO CON DESTINO A LOS CENTROS SANITARIOS DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA, PERTENECIENTES AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD.

Objeto del presente Informe es la valoración de las ofertas que se han presentado para participar en la licitación del Expediente **0001072/2023 SUMINISTRO MEDIANTE ACUERDO MARCO DE MATERIAL FUNGIBLE DE PULSIOXIMETRÍA CON DISPONIBILIDAD DE USO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA LA UTILIZACIÓN DEL MATERIAL OBJETO DEL CONTRATO CON DESTINO A LOS CENTROS SANITARIOS DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA, PERTENECIENTES AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD,** el cual se tramita mediante el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del Acuerdo Marco con una única empresa, por lotes y agrupaciones de lotes, por el que se fijan las condiciones para el suministro de tracto sucesivo, mediante procedimiento abierto, de conformidad con lo previsto en el artículo 219 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Se ha puesto a disposición de la Comisión Técnica Específica designada para la elaboración del presente informe, la documentación técnica y muestras aportadas por los licitadores al expediente, tras la apertura en Mesa de Contratación:

Los miembros que constituyen la citada Comisión Técnica que asisten son:

NOMBRE	CENTRO	PUESTO	FIRMA
Javier de la Morena Domínguez	CPC de Málaga	Coordinador Recursos Materiales	
Andrés Jesús Carmona Guirado	HRUM	Enfermero Recursos Materiales	
Antonia García Samper	HUVV	Enfermera Recursos Materiales	
Mª Teresa Ruíz Castillo	DSMG	Enfermera	

Las empresas admitidas a la Licitación son las que se relacionan a continuación:

MASIMO EUROPE LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA
MEDTRONIC IBERICA S.A.

En **Anexo I** del presente Informe se han incluido todas las ofertas presentadas por las empresas admitidas a licitación y se describen de forma detallada la valoración individualizada a cada uno de las ofertas presentadas.
Conforme a lo establecido en el Pliego Específico de Cláusulas Administrativas Particulares y en el de Prescripciones Técnicas que rigen la presente contratación, la valoración se realiza como se detalla a continuación:
- La Comisión Técnica procederá a comprobar el cumplimiento de los requisitos de ámbito CIP, en su caso, y de índole objetivos establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

- Asimismo, las ofertas deben alcanzar en la valoración una **puntuación mínima de 20 puntos** que tendrán carácter de umbral funcional mínimo

Para que conste a los efectos oportunos, se expide el presente **INFORME TÉCNICO DE VALORACIÓN DE CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS** del expediente **0001072/2023 de SUMINISTRO MEDIANTE ACUERDO MARCO DE MATERIAL FUNGIBLE DE PULSIOXIMETRÍA CON DISPONIBILIDAD DE USO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA LA UTILIZACIÓN DEL MATERIAL OBJETO DEL CONTRATO CON DESTINO A LOS CENTROS SANITARIOS DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA, PERTENECIENTES AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD**, se firma por los miembros de la Comisión Técnica, en Málaga, en la fecha de la firma:

Málaga, a 23 de febrero 2024

ANEXO I: CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EXPEDIENTE 0001072/2023

AGRUPACIÓN 1 (Lotes 1, 2 y 3) y AGRUPACIÓN 2 (Lotes 4, 5 y 6)				
Nº Orden	**Criterios**	**Ponderación**	**Fórmula Evaluación**	**Umbral mínimo (en su caso)**
1	**CRITERIOS AUTOMÁTICOS: 60 PUNTOS**			
1.1	PRECIO	**De 0 a 50 puntos**	Se valorará la mejora de la oferta económica: Se **asigna 0 Puntos** a la oferta que iguale el importe de licitación. Para las demás ofertas se distribuye los 50 puntos en función de la siguiente formula: **[50*(Mejor precio / precio a valorar)]**	NO
1.2	**OFERTA TÉCNICA CRITERIOS AUTOMÁTICOS: 10 PUNTOS**			
1.2.1	**Compromiso de mejora de plazo de entrega urgente desde la comunicación de la necesidad existente**	**0, 2 ó 5 Puntos**	-Se asignarán **5 puntos** a aquellas empresas que adquieran el compromiso de entrega urgente del material adjudicado, en plazo igual o menor a 24 horas desde la comunicación de la necesidad existente. -Se asignarán **2 puntos** a aquellas empresas que adquieran el compromiso de entrega urgente del material adjudicado, en plazo mayor de 24 horas y menor de 48 horas desde la comunicación de la necesidad existente. -Se asignarán **0 puntos** a aquellas empresas que NO presenten compromiso de plazo de entrega urgente.	NO
1.2.2	**Puesta a disposición de equipo para monitorización centralizada**	**0, 2 ó 5 Puntos**	-Se asignarán **5 puntos** a aquellas empresas que adquieran el compromiso de suministrar 4 monitores y softwares para monitorización centralizada de pulsioximetría con conexión por Wifi. -Se asignarán **2 puntos** a aquellas empresas que adquieran el compromiso de suministrar 2 monitores y softwares para monitorización centralizada de pulsioximetría con conexión por Wifi. -Se asignarán **0 puntos** a aquellas empresas que NO presenten compromiso de suministrar ningún equipo para monitorización centralizada de pulsioximetría.	NO
2	**CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS: 40 PUNTOS**		**UMBRAL MÍNIMO: 20 PUNTOS**	
2.1	**VALORACIÓN FUNCIONAL DEL PRODUCTO:**			
Calidad: De 0 a 15 puntos Calidad de los materiales con los que está fabricado, así como su flexibilidad, rigidez o dureza, textura, acabado, resistencia a la rotura, adhesividad, adaptación anatómica, capacidad y facilidad de reposicionamiento, flexibilidad, adaptabilidad, grosor del sensor y receptor, en cuanto al monitor de pulsioximetria, se valorará su facilidad de uso, facilidad de transporte.				
Seguridad: De 0 a 15 puntos La ausencia de riesgo en todas sus dimensiones tanto para los profesionales como para los pacientes o usuarios, así como la eficacia de los sistemas de seguridad, elementos cuya presencia o ausencia puedan generar un riesgo, facilidad para preservar la esterilidad hasta el momento de uso, estudios de seguridad y uso publicado en revistas científicas.				
Ergonomía: De 0 a 10 puntos Facilidad y comodidad de uso. Aspectos tales como, forma, salientes, aristas u otros que faciliten o dificulten su manejo, sujeción, agarre, y facilidad de limpieza del equipo.				
Obtendrá **15 ó 10 puntos** en el apartado correspondiente, si todas las características del mismo son óptimas, destacando la calidad y un adecuado comportamiento de los materiales. Obtendrá **0 puntos** en cada apartado si presenta una pobre calidad y un comportamiento no adecuado de los materiales en general, o bien presenta alguna deficiencia importante que dificulte o se comprometa sustancialmente su eficiencia, o bien presente alguna característica que pueda suponer un riesgo importante para el paciente o profesional Obtendrá la puntuación intermedia (de 1 a 14 puntos) ó (de 1 a 9 puntos) en función de la combinación de características destacables y su importancia en el desempeño del artículo.				

Consejería de Salud y Consumo
Servicio Andaluz de Salud
Hospital Universitario Regional de Málaga
Central Provincial de Compras de Málaga
Subdirección de Contratación Administrativa
Hospital Univ. Regional de Málaga - Hospital Civil
Plaza del Hospital Civil, s/n
29009 Málaga

AG	LOTE	CODIGO SAS	GC	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	NOMBRE COMERCIAL	REFERENCIA	CIP	CUMPLE PPT	PUNTOS	SUPERA UMBRAL	VALORACIÓN LOTES
1	1	SU.PC.SANI.01.10.12.000002	C56411	SENSOR PULSIOXIMETRIA TIPO TIRA ADHESIVA DIGITAL / neonato-Equipo compatible:Tecnología MASIMO;	**MASIMO EUROPE LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA**	Sensor Adhesivo Desechable Saturación (SpO2) Neonatal (RD SET Neo)	4003	100107462973	**SI**	**39**	**SI**	De la documentación y muestras aportada se observa que: **Calidad: De 0 a 15 puntos** Presenta una buena calidad de los materiales con los que está fabricado, cable de conexión flexible de material blando y tipo espuma, deformable que evita presionar la piel. Tanto el cable como el dedil en sus diferentes tallas presenta una buena resistencia a la rotura, adhesividad y adaptación anatómica, presenta un grosor del sensor y receptor mínimo. El monitor pesa 1.36 kg y el tamaño es 22,9 cm Alt x 16,5 cm Anch x 10,2 cm Fondo, lo que lo hace adecuado para la cabecera o mesita del paciente y traslados. ***15 puntos*** **Seguridad: De 0 a 15 puntos** El mínimo grosor de los sensores, hace que sea ligero y favorece evitar que aparezcan lesiones por presión relacionadas con el uso de dispositivos médicos. El cable del sensor es corto, lo que no permite alejar la conexión del paciente, aunque ésta tiene muy poco grosor y al estar tan cerca, no puede quedar debajo del cuerpo. El envase protege muy bien de daños y deterioros, lo que mantiene el producto en buenas condiciones de esterilidad y uso. La batería presenta una duración de funcionamiento de 7 horas, lo que permite acometer la mayoría de los traslados del paciente. Presenta numerosos estudios de seguridad y uso publicado en revistas científicas, con resultados positivos en cuanto a sensibilidad y uso, si bien, algunos de los que aporta no son específicos de la tecnología Massimo. ***14 puntos*** **Ergonomía: De 0 a 10 puntos** Fácil uso y colocación, si bien, ocasiones, en el tamaño adulto, el dedil se pega sobre las partes adhesivas y cuesta despegarlo, lo que dificulta levemente la capacidad y facilidad de reposicionamiento. Las conexiones son de una posición posible, por lo que no dejan lugar a error, ni en el equipo ni en la colocación de los sensores. Fácil de desinfectar. ***10 puntos*** Por todo ello, esta comisión propone otorgar a esta mercantil, ***la puntuación de 39 puntos.***
	2	SU.PC.SANI.01.10.12.021000	C56435	SENSOR PULSIOXIMETRIA TIPO TIRA ADHESIVA DIGITAL / adulto-Equipo compatible:Tecnología MASIMO;	**MASIMO EUROPE LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA**	Sensor Adhesivo Desechable Saturación (SpO2) Adulto (RD SET Adt)	4000	100107462771				
	3	SU.PC.SANI.01.10.12.024000	C26210	SENSOR PULSIOXIMETRIA TIPO TIRA ADHESIVA DIGITAL / pediátrico-Equipo compatible:Tecnología MASIMO;	**MASIMO EUROPE LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA**	Sensor Adhesivo Desechable Saturación (SpO2) Pediátrico (RD SET Pdt)	4001	100107462670				
2	4	SU.PC.SANI.01.10.12.000002	D40942	SENSOR PULSIOXIMETRIA TIPO TIRA ADHESIVA DIGITAL / neonato-Equipo compatible:Tecnologia NELLCOR;	**MEDTRONIC IBÉRICA, S.A**	SENSOR PULSIOXIMETRIA NEONATAL NELLCOR	MAX-N-I	100000614819	**SI**	**35**	**SI**	De la documentación y muestras aportadas se observa que: **Calidad: De 0 a 15 puntos** Presenta una buena calidad de los materiales con los que está fabricado, cable de conexión flexible, aunque rígido. Tanto el cable como el dedil en sus diferentes tallas presenta una buena resistencia a la rotura, adhesividad y adaptación anatómica. Grosor del sensor y receptor adecuado. El monitor pesa 2,0 kg y el tamaño es 20,3 cm Alt x 38,9 cm Ancho x 35,6 cm Fondo lo que lo hace voluminoso para la cabecera o mesita de noche del paciente y traslados. ***13 puntos*** **Seguridad: De 0 a 15 puntos** El pequeño grosor de los sensores, hace que sea ligero y favorece evitar que aparezcan lesiones por presión relacionadas con el uso de dispositivos médicos. La conexión es bastante gruesa y en caso de quedar debajo del paciente si ocasionaría lesiones por presión, el cable del sensor es largo, lo que permite mantenerla alejada del paciente, aunque no evita completamente esta posibilidad. El envase protege muy bien de daños y deterioros, lo que mantiene el producto en buenas condiciones de esterilidad y uso. La batería presenta una duración de funcionamiento de 6 horas, lo que permite acometer la mayoría de los traslados del paciente. No presenta estudios de seguridad y uso publicado en revistas científicas. ***12 puntos*** **Ergonomía: De 0 a 10 puntos** Fácil uso y colación, si bien en ocasiones en tamaño adulto el dedil se pega sobre las partes adhesivas y cuesta despegarlo, lo que dificulta levemente la capacidad y facilidad de reposicionamiento. Las conexiones son de una única posición posible, por lo que no dejan lugar a error, ni en el equipo ni en la colocación de los sensores. Fácil de desinfectar. ***10 puntos*** Por todo ello, esta comisión propone otorgar a esta mercantil, ***la puntuación de 35 puntos.***
2	5	SU.PC.SANI.01.10.12.021000	D36183	SENSOR PULSIOXIMETRIA TIPO TIRA ADHESIVA DIGITAL / adulto-Equipo compatible:Tecnologia NELLCOR;	**MEDTRONIC IBÉRICA, S.A**	SENSOR PULSIOXIMETRIA ADULTO NELLCOR	MAXAI	100000615526				
2	6	SU.PC.SANI.01.10.12.024000	C26211	SENSOR PULSIOXIMETRIA TIPO TIRA ADHESIVA DIGITAL / pediátrico-Equipo compatible:Tecnologia NELLCOR;	**MEDTRONIC IBÉRICA, S.A**	SENSOR PULSIOXIMETRIA PEDIATRICO NELLCOR	MAX-P-I	100000615223				

Junta de Andalucía
Consejería de Salud y Consumo
Servicio Andaluz de Salud
Hospital Universitario Regional de Málaga
Dirección Central Provincial de Compras de Málaga
2