MESA DE CONTRATACIÓN

En la ciudad de Jaén, siendo las 08:45 horas del día 26 de abril de 2024, se reúnen en la Sala de Juntas de la Central Provincial de Compras de Jaén, en sesión ordinaria, previa convocatoria de sus miembros, la Mesa de Contratación del Hospital Universitario de Jaén, para tratar los asuntos del orden del día.

PRESIDENTA: Dña. MARIA DEL CARMEN MERINO CASTRO
Directora Económico-Administrativo y de Servicios Generales del Hospital Universitario de Jaén
(Asistencia presencial)

VOCALES: D. ANTONIO MIGUEL GALIANO BELLON
Letrado Jefe de la Asesoría Jurídica Provincial del Servicio Andaluz de Salud
(Asistencia presencial)

D. ISIDRO CASTRO JIMENEZ
Interventor Provincial del Servicio Andaluz de Salud
(Asistencia presencial)

D. BERNABÉ ARIAS CRIADO
Subdirector Económico Administrativa del Hospital Universitario de Jaén
(Asistencia presencial)

SECRETARIO: Dña. ANA ISABEL GARCÍA JIMÉNEZ
Técnico de Función Administrativa
(Asistencia presencial)

Por el Sra. Presidenta se abre la sesión.

ORDEN DEL DÍA

1. Excusas de Asistencia.

   No se producen.

2. EXPEDIENTE AM 1054/2023 "SUMINISTRO DE MATERIAL DEL SUBGRUPO 01. 03 MATERIAL GENERICO DE PUNCION II "CATETERES" PARA LOS CENTROS SANITARIOS VINCULADOS A LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE JAÉN."

   2.1 Análisis del Informe Técnico conforme a criterios de evaluación no automática.

   En primer lugar, se verifica que se han valorado los criterios de adjudicación sujetos a juicio de valor por la Comisión Técnica pertinente, asumiendo dicha valoración por parte de la Mesa de Contratación, adjuntándose como Anexo I a este Acta.

2.2 Si procede, apertura de documentación relativa a los criterios de adjudicación valorados mediante la aplicación de fórmulas sobre electrónico nº3.

Por la Sra. Secretaria, se procede a la apertura electrónica de los sobres nº3, (Oferta Económica y de las proposiciones evaluables mediante la utilización de fórmulas) de los licitadores admitidos.

La Mesa de Contratación acuerda por unanimidad suspender los siguientes puntos de la orden del día.

2.3 Si procede, valoración de la proposición en los términos previstos en el artículo 145 de la LCSP, y clasificación en orden decreciente de puntuación.

No procede.

2.4 Si procede, propuesta al órgano de contratación a favor de la persona licitadora que presenta la proposición que contiene la mejor oferta en relación calidad-precio.

No procede.

2.5 Si procede, lectura y aprobación del Acta.

El Acta es aprobada por unanimidad de la Mesa.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 09:00 horas del 26 de abril de 2024 en el lugar arriba mencionado, extendiéndose la presente acta que suscribe la Secretaria de la Mesa de Contratación, con el visto bueno de la Sra. Presidenta.

Vº. Bº.
LA PRESIDENTA



LA SECRETARIA

Servicio Andaluz de Salud
Consejería de Salud y Consumo

INFORME TÉCNICO QUE EMITE LA COMISION TÉCNICA PROVINCIAL EN RELACION CON LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION SUJETOS A JUICIO DE VALOR PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL DEL SUBGRUPO 01. 03 MATERIAL GENERICO DE PUNCION II "CATETERES", PARA LOS CENTROS SANITARIOS QUE INTEGRAN LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE JAÉN

Expediente: AM. 1054/ 2023

La comisión Técnica Provincial, integrada por las personas que más adelante se detallan, ha examinado la documentación técnica y, en su caso, las muestras, presentada por los licitadores que han sido admitidos al expediente de contratación indicado. A la vista de ello, se ha procedido a calificar dichas ofertas, aplicando los criterios de adjudicación de carácter no automático establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

1. Composición de la Comisión Técnica Provincial

Dº. José Garrido Asensio, Jefe de Bloque de Enfermería Urgencias, Uci, C.H.de Jaén.

Dª. María Del Carmen Raya Granados, Jefa de Bloque de Enfermería, C.H.de Jaén.

Dº. Pedro José Campos Quiñones, Supervisor de Enfermería de urgencias, HSA Linares.

Dº. Miguel Cobo Caballero supervisor de Enfermería de UCI HSA Linares.

Dª. Rocío Ruiz Quirós, supervisora de Enfermería de urgencias, HSJC Úbeda.

Dª. Carmen Oliver García, supervisora de Enfermería de U.C.I HSJC Úbeda.

Dª. Rosa Moreno Gómez, Supervisora de Enfermería Unidad Especial/Urgencias HAG ANDUJAR.

2. Empresas admitidas a la licitación

Las empresas admitidas a la licitación han sido las siguientes:
B BRAUN MEDICAL SA
BECTON DICKINSON SA
D4 DISTRIBUCIONES HOSPITALARIAS SL
IBERIAN CARE 2016 S.L.
INTERSURGICAL ESPAÑA SL
LAMBRA SL
LIFESCAN SPAIN SL
MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA SL.
MENARINI DIAGNOSTICOS SA
MERIT MEDICAL SPAIN, S.L.U.
NACIL MEDICA4 GROUP SOCIEDAD LIMITADA
PALEX MEDICAL, SA
ROCHE DIABETES CARE SPAIN SL
SARSTEDT SAU

TEGOSA MEDICA SL
TELEFLEX MEDICAL SA
TEXTIL PLANAS OLIVERAS SA

Todas las empresas cumplen las especificaciones técnicas, a excepción de las que a continuación se detallan, por las razones que igualmente se reflejan:

EMPRESAS	AGRUPACION	LOTES	CAUSAS
LAMBRA, S.L.	1	1	La oferta no cumple las características técnicas recogidas en el Cuadro Resumen, el PCAP o el PPT, se considera NO ADECUADA ,NO TIENE LINEA CORTA.
LAMBRA, S.L.	1	2	La oferta no cumple las características técnicas recogidas en el Cuadro Resumen, el PCAP o el PPT, se considera NO ADECUADA ,NO TIENE LINEA CORTA.
NACIL MEDICA 4 GROUP SL	3	11	La oferta no cumple las características técnicas recogidas en el Cuadro Resumen, el PCAP o el PPT, se considera NO ADECUADA. No presenta protector de la piel, el sistema de fijación no es mediante clip o pinza. Presenta material de tejido no tejido ,que no es lo solicitado para este lote.
MENARINI DIAGNÓSTICOS, S.A.	--	29	No adecuado. La oferta no cumple las características técnicas recogidas en el Cuadro Resumen, el PCAP o el PPT,no tiene el diámetro solicitado en este lote.

3. Criterios de Evaluación no automáticos

VALORACIÓN TÉCNICO-FUNCIONAL DE LOS ARTÍCULOS: 0 - 50 PUNTOS

La valoración técnico-funcional del producto se efectuará atendiendo a las muestras presentadas y la documentación técnica aportada, por los licitadores. Las prestaciones ofertadas se entenderán como mínimas garantizadas.

CRITERIOS DE VALORACIÓN

NIVEL VALORACION FUNCIONAL

En este criterio se valorará con un total de 50 puntos los siguientes parámetros técnicos funcionales, en relación a la mejora sobre los aspectos indicados para cada lote en el PPT. Cada uno de estos parámetros tendrá la siguiente ponderación:

1.- Calidad del material: En este parámetro se valoran las características de los materiales y la composición de los productos ofertados: 15 puntos.

Escala de puntuación:

MUY ADECUADO: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto al parámetro objeto de valoración.
15 puntos.

ADECUADO: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta alguna mejora respecto al parámetro objeto de valoración.
6 puntos.

ACEPTABLE: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración.
0 Puntos.

2.- Facilidad de utilización: En este parámetro se valorarán las condiciones del producto que hagan sencilla su utilización y la rapidez de programación: 15 puntos.

Escala de puntuación:

MUY ADECUADO: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto al parámetro objeto de valoración.
15 puntos.

ADECUADO: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta alguna mejora respecto al parámetro objeto de valoración.
6 puntos.

ACEPTABLE: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración.
0 Puntos.

3.- Seguridad de resultados: En este parámetro de valorará la ausencia de riesgo asociada a los productos en todas sus dimensiones (usuarios y profesionales): 15 puntos.

MUY ADECUADO: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto al parámetro objeto de valoración.
15 puntos.

ADECUADO: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta alguna mejora respecto al parámetro objeto de valoración.
6 puntos.

ACEPTABLE: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración.
0 Puntos.

4.- Eficacia en el resultado: Capacidad del material utilizado para conseguir los efectos perseguidos o deseados: 5 puntos.
Escala de valoración:
MUY ADECUADO: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto al parámetro objeto de valoración.
5 puntos.
ADECUADO: La oferta cumple las características técnicas solicita respecto al parámetro objeto de valoración.
2 puntos.
ACEPTABLE: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración.
0 Puntos.

Umbral mínimo: Aquellas ofertas que no alcancen un mínimo de 25 puntos del total de puntuación, en los criterios basados en juicio de valor, quedarán excluidas y no podrá continuar en el proceso selectivo de determinación de la oferta económicamente más ventajosa.
Si la oferta no cumple las características técnicas recogidas en el Cuadro Resumen, el PCAP o el PPT, se considerará NO ADECUADA y quedará excluida de la licitación.

En cualquier caso, se considerará NO ADECUADA:

Aquellos artículos que cumpliendo las prescripciones técnicas establecidas presentan deficiencias en ergonomía, en la facilidad de uso y/o en la seguridad de manejo.

Aquellos artículos no asociados a los GCs ó al código S.A.S objeto de licitación.

CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN TÉCNICA DE LAS AGRUPACIONES DE LOTES

Las Agrupaciones de lotes serán valoradas de acuerdo con los siguientes criterios:

- La Agrupación será valorada de forma global y la puntuación final de la misma será la media de la puntuación obtenida por cada uno de los lotes que la integran, siempre que los artículos ofertados en cada uno de ellos alcancen el umbral mínimo establecido.

- Si alguno de los artículos ofertados en la Agrupación no consigue la puntuación que determina el umbral mínimo exigido, se entenderá que la oferta no alcanza dicho umbral, quedando excluida de la licitación.

A continuación, se detallan las empresas, agrupaciones y los lotes a los que concurren que, aun cumpliendo las especificaciones técnicas, no han alcanzado el umbral mínimo:

EMPRESAS	AGRUPACION	LOTES	CAUSAS
Iberian Care 2016 S.L.	1	1,2	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración
NACIL MEDICA 4 GROUP SL	1	1,2	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración
PALEX MEDICAL, S.A	1	1,2	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración
Iberian Care 2016 S.L.	2	3,4,5,6,7,8.	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración
INTERSURGICAL ESPAÑA , S.L.	---	13	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración
NACIL MEDICA 4 GROUP SL	--	14	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración
B.BRAUN MEDICAL, S.A.	--	17	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración
INTERSURGICAL ESPAÑA , S.L.	--	18,19,20,21.	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración
B. BRAUN MEDICAL, S.A.	--	20	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración

Iberian Care 2016 S.L.	--	26	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración
LAMBRA, S.L.	--	26	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración
Medline International Iberia S.L.U.	--	26	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración
TEGOSA MEDICA, SL	--	26	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración
TEXTIL PLANAS OLIVERAS, S.A.	--	26	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración
LIFESCAN SPAIN, S.L.	--	27	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración
MENARINI DIAGNÓSTICOS, S.A.	--	27	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración
TEXTIL PLANAS OLIVERAS, S.A.	--	28	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración
SARSTEDT, S.A.U	--	29	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración
TEGOSA MEDICA, SL	--	29	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración
TEXTIL PLANAS OLIVERAS, S.A.	--	29	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración

A continuación, se detallan las empresas, agrupaciones y los lotes a los que concurren que, no han podido ser valoradas y las causas.


EMPRESAS	AGRUPACIONES	LOTES	CAUSAS
NACIL MEDICA 4 GROUP SL	2	3	No se valora. La empresa no se presenta al resto de los lotes de la agrupación.
NACIL MEDICA 4 GROUP SL	3	9,10,12	No se valora. Uno de los lotes de la agrupación ,no es adecuado.

El resultado de la valoración de los criterios no automáticos, están reflejados en el ANEXO I, donde a su vez se detallan los aspectos que no han podido ser valorados.


En Jaén, a 4 de abril de 2024



Dº. José Garrido Asensio, Jefe de Bloque de Enfermería Urgencias, Uci, C.H.de Jaén.



Dª. María Del Carmen Raya Granados, Jefa de Bloque de Enfermería, C.H.de Jaén.



Dº. Pedro José Campos Quiñones, Supervisor de Enfermería de urgencias, HSA Linares.



Dº. Miguel Cobo Caballero supervisor de Enfermería de UCI HSA Linares.



Dª. Rocío Ruiz Quirós, supervisora de Enfermería de urgencias, HSJC Úbeda.



Dª. Carmen Oliver García, supervisora de Enfermería de U.C.I HSJC Úbeda.



Dª. Rosa Moreno Gómez, Supervisora de Enfermería HAG ANDUJAR.

Agrupaciones	Lote	Clasificación Universal	Genérico de Centro (GC)	Nombre	CARACTERISTICAS	Empresa	Calidad del Material MUY ADECUADO 15	Calidad del Material ADECUADO 6 PUNT	Calidad del Material ACEPTABLE 0 PUNT	Facilidad de Utilización MUY ADECUADO 15	Facilidad de Utilización ADECUADO 6 PUNT	Facilidad de Utilización ACEPTABLE 0 PUNT	Seguridad de Resultados MUY ADECUADO	Seguridad de Resultados ADECUADO 6	Seguridad de Resultados ACEPTABLE 0	Eficacia en el Resultado MUY ADECUADO	Eficacia en el Resultado ADECUADO 2	Eficacia en el Resultado ACEPTABLE 0	Observaciones	TOTAL PUNTUACIÓN	SUPERA UMBRAL MÍNIMO
1	1	SU.PC.SANI.01.03.10.100005	B38095	CATÉTER I.V. PERIFERICA CON ALETAS, LINEA CORTA Y SISTEMA DE SEGURIDAD-Longitud:[10-40];Diámetro:[22-22];	Equipo de infusión integrado por catéter radiopaco intravenoso, dispositivo de seguridad integrado, doble aleta flexible de fijación, línea de infusión flexible con pinza y conexión luer-lock. Identificación de calibre según código internacional de color. Material , Cánula de material plástico. Estilete: acero inoxidable. Aletas de inserción, tubo de extensión y tapones de plástico	BECTON DICKINSON, S.A.U.	15			15			15			5			El envoltorio facilita la apertura sin rotura y asegura la esterilidad. Guia flexible muy fácil de utilizar, doble aleta flexible y plana ,que a la fijacion no produce lesiones en la piel, aletas grandes que mejoran la manipulación, lo que proporciona mayor seguridad y eficacia en resultados.	50	SI
1	1	SU.PC.SANI.01.03.10.100005	B38095	CATÉTER I.V. PERIFERICA CON ALETAS, LINEA CORTA Y SISTEMA DE SEGURIDAD-Longitud:[10-40];Diámetro:[22-22];	Equipo de infusión integrado por catéter radiopaco intravenoso, dispositivo de seguridad integrado, doble aleta flexible de fijación, línea de infusión flexible con pinza y conexión luer-lock. Identificación de calibre según código internacional de color. Material , Cánula de material plástico. Estilete: acero inoxidable. Aletas de inserción, tubo de extensión y tapones de plástico	Iberian Care 2016 S.L.			0			0			0			0	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración	0	NO
1	1	SU.PC.SANI.01.03.10.100005	B38095	CATÉTER I.V. PERIFERICA CON ALETAS, LINEA CORTA Y SISTEMA DE SEGURIDAD-Longitud:[10-40];Diámetro:[22-22];	Equipo de infusión integrado por catéter radiopaco intravenoso, dispositivo de seguridad integrado, doble aleta flexible de fijación, línea de infusión flexible con pinza y conexión luer-lock. Identificación de calibre según código internacional de color. Material , Cánula de material plástico. Estilete: acero inoxidable. Aletas de inserción, tubo de extensión y tapones de plástico	LAMBRA, S.L.													La oferta no cumple las características técnicas recogidas en el Cuadro Resumen, el PCAP o el PPT, se considera NO ADECUADA ,NO TIENE LINEA CORTA.		
1	1	SU.PC.SANI.01.03.10.100005	B38095	CATÉTER I.V. PERIFERICA CON ALETAS, LINEA CORTA Y SISTEMA DE SEGURIDAD-Longitud:[10-40];Diámetro:[22-22];	Equipo de infusión integrado por catéter radiopaco intravenoso, dispositivo de seguridad integrado, doble aleta flexible de fijación, línea de infusión flexible con pinza y conexión luer-lock. Identificación de calibre según código internacional de color. Material , Cánula de material plástico. Estilete: acero inoxidable. Aletas de inserción, tubo de extensión y tapones de plástico	NACIL MEDICA 4 GROUP SL			0			0			0			0	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración	0	NO
1	1	SU.PC.SANI.01.03.10.100005	B38095	CATÉTER I.V. PERIFERICA CON ALETAS, LINEA CORTA Y SISTEMA DE SEGURIDAD-Longitud:[10-40];Diámetro:[22-22];	Equipo de infusión integrado por catéter radiopaco intravenoso, dispositivo de seguridad integrado, doble aleta flexible de fijación, línea de infusión flexible con pinza y conexión luer-lock. Identificación de calibre según código internacional de color. Material , Cánula de material plástico. Estilete: acero inoxidable. Aletas de inserción, tubo de extensión y tapones de plástico	PALEX MEDICAL, S.A.			0			0			0			0	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración	0	NO
1	2	SU.PC.SANI.01.03.10.100005	B39193	CATÉTER I.V. PERIFERICA CON ALETAS, LINEA CORTA Y SISTEMA DE SEGURIDAD-Longitud:[10-40];Diámetro:[24-24];	Equipo de infusión integrado por catéter radiopaco intravenoso, dispositivo de seguridad integrado, doble aleta flexible de fijación, línea de infusión flexible con pinza y conexión luer-lock. Identificación de calibre según código internacional de color. Material , Cánula de material plástico. Estilete: acero inoxidable. Aletas de inserción, tubo de extensión y tapones de plástico.	BECTON DICKINSON, S.A.U.	15			15			15			5			El envoltorio facilita la apertura sin rotura y asegura la esterilidad. Guia flexible muy fácil de utilizar, doble aleta flexible y plana ,que a la fijacion no produce lesiones en la piel, aletas grandes que mejoran la manipulación, lo que proporciona mayor seguridad y eficacia en resultados.	50	SI
1	2	SU.PC.SANI.01.03.10.100005	B39193	CATÉTER I.V. PERIFERICA CON ALETAS, LINEA CORTA Y SISTEMA DE SEGURIDAD-Longitud:[10-40];Diámetro:[24-24];	Equipo de infusión integrado por catéter radiopaco intravenoso, dispositivo de seguridad integrado, doble aleta flexible de fijación, línea de infusión flexible con pinza y conexión luer-lock. Identificación de calibre según código internacional de color. Material , Cánula de material plástico. Estilete: acero inoxidable. Aletas de inserción, tubo de extensión y tapones de plástico.	Iberian Care 2016 S.L.			0			0			0			0	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración	0	NO

Agrupaciones	Lote	Clasificación Universal	Genérico de Centro (GC)	Nombre	CARACTERISTICAS	Empresa	Calidad del Material MUY ADECUADO 15	Calidad del Material ADECUADO 6 PUNT	Calidad del Material ACEPTABLE 0 PUNT	Facilidad de Utilización MUY ADECUADO 15	Facilidad de Utilización ADECUADO 6 PUNT	Facilidad de Utilización ACEPTABLE 0 PUNT	Seguridad de Resultados MUY ADECUADO	Seguridad de Resultados ADECUADO 6	Seguridad de Resultados ACEPTABLE 0	Eficacia en el Resultado MUY ADECUADO	Eficacia en el Resultado ADECUADO 2	Eficacia en el Resultado ACEPTABLE 0	Observaciones	TOTAL PUNTUACIÓN	SUPERA UMBRAL MÍNIMO
1	2	SU.PC.SANI.01.03.10.100005	B39193	CATÉTER I.V. PERIFERICA CON ALETAS, LINEA CORTA Y SISTEMA DE SEGURIDAD-Longitud:[10-40];Diámetro :[24-24];	Equipo de infusión integrado por catéter radiopaco intravenoso, dispositivo de seguridad integrado, doble aleta flexible de fijación, línea de infusión flexible con pinza y conexión luer-lock. Identificación de calibre según código internacional de color. Material , Cánula de material plástico. Estilete: acero inoxidable. Aletas de inserción, tubo de extensión y tapones de plástico.	LAMBRA, S.L.													La oferta no cumple las características técnicas recogidas en el Cuadro Resumen, el PCAP o el PPT, se considera NO ADECUADA ,NO TIENE LINEA CORTA		
1	2	SU.PC.SANI.01.03.10.100005	B39193	CATÉTER I.V. PERIFERICA CON ALETAS, LINEA CORTA Y SISTEMA DE SEGURIDAD-Longitud:[10-40];Diámetro :[24-24];	Equipo de infusión integrado por catéter radiopaco intravenoso, dispositivo de seguridad integrado, doble aleta flexible de fijación, línea de infusión flexible con pinza y conexión luer-lock. Identificación de calibre según código internacional de color. Material , Cánula de material plástico. Estilete: acero inoxidable. Aletas de inserción, tubo de extensión y tapones de plástico.	NACIL MEDICA 4 GROUP SL			0			0			0				La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración	0	NO
1	2	SU.PC.SANI.01.03.10.100005	B39193	CATÉTER I.V. PERIFERICA CON ALETAS, LINEA CORTA Y SISTEMA DE SEGURIDAD-Longitud:[10-40];Diámetro :[24-24];	Equipo de infusión integrado por catéter radiopaco intravenoso, dispositivo de seguridad integrado, doble aleta flexible de fijación, línea de infusión flexible con pinza y conexión luer-lock. Identificación de calibre según código internacional de color. Material , Cánula de material plástico. Estilete: acero inoxidable. Aletas de inserción, tubo de extensión y tapones de plástico.	PALEX MEDICAL, S.A.			0			0			0				La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración	0	NO
2	3	SU.PC.SANI.01.03.10.100006	B38829	CATÉTER I.V. PERIFERICO CON SISTEMA DE SEGURIDAD-Longitud:(40-60];Diámetro :[14-14];	Cánula hueca con mandril introductor de punta biselada y conexión luer-lock. Con sistema de seguridad. Superficie deslizante que emite sonido de bloqueo. Material .Cánula de material plástico. Mandril interno de acero inoxidable grado médico.	B. BRAUN MEDICAL, S.A.		6		15					6			2		El envoltorio mantiene la esterilidad. El diseño del cateter facilita su utilizacion. Cánula de material plástico que al doblarse y recuperar su posicion original puede producir acodamiento y puede disminuir el flujo ,por lo que la calidad el material, la seguridad y eficacia en resultados es menor.	29	SI
2	3	SU.PC.SANI.01.03.10.100006	B38829	CATÉTER I.V. PERIFERICO CON SISTEMA DE SEGURIDAD-Longitud:(40-60];Diámetro :[14-14];	Cánula hueca con mandril introductor de punta biselada y conexión luer-lock. Con sistema de seguridad. Superficie deslizante que emite sonido de bloqueo. Material .Cánula de material plástico. Mandril interno de acero inoxidable grado médico.	BECTON DICKINSON, S.A.U.	15			15			15			5			El envoltorio facilita la apertura sin rotura y asegura la esterilidad. El diseño del cateter facilita su utilizacion. Cánula de material plástico que al doblarse y recuperar su posicion original no produce acodamiento y por tanto restaura el flujo, sin disminuirlo por lo que la calidad el material, la seguridad y eficacia en resultados es mayor.	50	SI
2	3	SU.PC.SANI.01.03.10.100006	B38829	CATÉTER I.V. PERIFERICO CON SISTEMA DE SEGURIDAD-Longitud:(40-60];Diámetro :[14-14];	Cánula hueca con mandril introductor de punta biselada y conexión luer-lock. Con sistema de seguridad. Superficie deslizante que emite sonido de bloqueo. Material .Cánula de material plástico. Mandril interno de acero inoxidable grado médico.	Iberian Care 2016 S.L.			0			0			0				La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración	0	NO
2	3	SU.PC.SANI.01.03.10.100006	B38829	CATÉTER I.V. PERIFERICO CON SISTEMA DE SEGURIDAD-Longitud:(40-60];Diámetro :[14-14];	Cánula hueca con mandril introductor de punta biselada y conexión luer-lock. Con sistema de seguridad. Superficie deslizante que emite sonido de bloqueo. Material .Cánula de material plástico. Mandril interno de acero inoxidable grado médico.	NACIL MEDICA 4 GROUP SL													No se valora. La empresa no se presenta al resto de los lotes de la agrupación.		

Agrupaciones	Lote	Clasificación Universal	Genérico de Centro (GC)	Nombre	CARACTERISTICAS	Empresa	Calidad del Material MUY ADECUADO 15	Calidad del Material ADECUADO 6 PUNT	Calidad del Material ACEPTABLE 0 PUNT	Facilidad de Utilización MUY ADECUADO 15	Facilidad de Utilización ADECUADO 6 PUNT	Facilidad de Utilización ACEPTABLE 0 PUNT	Seguridad de Resultados MUY ADECUADO	Seguridad de Resultados ADECUADO 6	Seguridad de Resultados ACEPTABLE 0	Eficacia en el Resultado MUY ADECUADO	Eficacia en el Resultado ADECUADO 2	Eficacia en el Resultado ACEPTABLE 0	Observaciones	TOTAL PUNTUACIÓN	SUPERA UMBRAL MÍNIMO
2	4	SU.PC.SANI.01.03.10.100007	E92581	CATÉTER I.V. PERIFÉRICO ANTIRREFLUJO CON SISTEMA DE SEGURIDAD-Longitud:[10-40];Diámetro:[16-16];	Cánula hueca con mandril introductor de punta biselada y conexión luer-lock. La cánula incorpora sistema de seguridad y membrana que evita la salida de sangre. Cámara de visualización transparente para detección de reflujo sanguíneo. Identificación de calibre según código internacional de color. Material , Cánula de material plástico. Mandril interno de acero inoxidable grado médico	B. BRAUN MEDICAL, S.A.		6		15				6			2		El envoltorio mantiene la esterilidad. El diseño del cateter facilita su utilizacion. Cánula de material plástico que al doblarse y recuperar su posicion original puede producir acodamiento y puede disminuir el flujo ,por lo que la calidad el material, la seguridad y eficacia en resultados es menor.	29	SI
2	4	SU.PC.SANI.01.03.10.100007	E92581	CATÉTER I.V. PERIFÉRICO ANTIRREFLUJO CON SISTEMA DE SEGURIDAD-Longitud:[10-40];Diámetro:[16-16];	Cánula hueca con mandril introductor de punta biselada y conexión luer-lock. La cánula incorpora sistema de seguridad y membrana que evita la salida de sangre. Cámara de visualización transparente para detección de reflujo sanguíneo. Identificación de calibre según código internacional de color. Material , Cánula de material plástico. Mandril interno de acero inoxidable grado médico	BECTON DICKINSON, S.A.U.	15			15			15			5			El envoltorio facilita la apertura sin rotura y asegura la esterilidad. El diseño del cateter facilita su utilizacion. Cánula de material plástico que al doblarse y recuperar su posicion original no produce acodamiento y por tanto restaura el flujo, sin disminuirlo ,por lo que la calidad el material, la seguridad y eficacia en resultados es mayor.	50	SI
2	4	SU.PC.SANI.01.03.10.100007	E92581	CATÉTER I.V. PERIFÉRICO ANTIRREFLUJO CON SISTEMA DE SEGURIDAD-Longitud:[10-40];Diámetro:[16-16];	Cánula hueca con mandril introductor de punta biselada y conexión luer-lock. La cánula incorpora sistema de seguridad y membrana que evita la salida de sangre. Cámara de visualización transparente para detección de reflujo sanguíneo. Identificación de calibre según código internacional de color. Material , Cánula de material plástico. Mandril interno de acero inoxidable grado médico	Iberian Care 2016 S.L.			0			0			0			0	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración	0	NO
2	5	SU.PC.SANI.01.03.10.100007	E71235	CATÉTER I.V. PERIFÉRICO ANTIRREFLUJO CON SISTEMA DE SEGURIDAD-Longitud:[10-40];Diámetro:[18-18];	Cánula hueca con mandril introductor de punta biselada y conexión luer-lock. La cánula incorpora sistema de seguridad y membrana que evita la salida de sangre. Cámara de visualización transparente para detección de reflujo sanguíneo. Identificación de calibre según código internacional de color. Material, Cánula de material plástico. Mandril interno de acero inoxidable grado médico	B. BRAUN MEDICAL, S.A.		6		15				6			2		El envoltorio mantiene la esterilidad. El diseño del cateter facilita su utilizacion. Cánula de material plástico que al doblarse y recuperar su posicion original puede producir acodamiento y puede disminuir el flujo ,por lo que la calidad el material, la seguridad y eficacia en resultados es menor.	29	SI
2	5	SU.PC.SANI.01.03.10.100007	E71235	CATÉTER I.V. PERIFÉRICO ANTIRREFLUJO CON SISTEMA DE SEGURIDAD-Longitud:[10-40];Diámetro:[18-18];	Cánula hueca con mandril introductor de punta biselada y conexión luer-lock. La cánula incorpora sistema de seguridad y membrana que evita la salida de sangre. Cámara de visualización transparente para detección de reflujo sanguíneo. Identificación de calibre según código internacional de color. Material, Cánula de material plástico. Mandril interno de acero inoxidable grado médico	BECTON DICKINSON, S.A.U.	15			15			15			5			El envoltorio facilita la apertura sin rotura y asegura la esterilidad. El diseño del cateter facilita su utilizacion. Cánula de material plástico que al doblarse y recuperar su posicion original no produce acodamiento y por tanto restaura el flujo, sin disminuirlo ,por lo que la calidad el material, la seguridad y eficacia en resultados es mayor.	50	SI
2	5	SU.PC.SANI.01.03.10.100007	E71235	CATÉTER I.V. PERIFÉRICO ANTIRREFLUJO CON SISTEMA DE SEGURIDAD-Longitud:[10-40];Diámetro:[18-18];	Cánula hueca con mandril introductor de punta biselada y conexión luer-lock. La cánula incorpora sistema de seguridad y membrana que evita la salida de sangre. Cámara de visualización transparente para detección de reflujo sanguíneo. Identificación de calibre según código internacional de color. Material, Cánula de material plástico. Mandril interno de acero inoxidable grado médico	Iberian Care 2016 S.L.			0			0			0			0	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración	0	NO
2	6	SU.PC.SANI.01.03.10.100007	E71236	CATÉTER I.V. PERIFÉRICO ANTIRREFLUJO CON SISTEMA DE SEGURIDAD-Longitud:[10-40];Diámetro:[20-20];	Cánula hueca con mandril introductor de punta biselada y conexión luer-lock. La cánula incorpora sistema de seguridad y membrana que evita la salida de sangre. Cámara de visualización transparente para detección de reflujo sanguíneo. Identificación de calibre según código internacional de color. Material , Cánula de material plástico. Mandril interno de acero inoxidable grado médico	B. BRAUN MEDICAL, S.A.		6		15				6			2		El envoltorio mantiene la esterilidad. El diseño del cateter facilita su utilizacion. Cánula de material plástico que al doblarse y recuperar su posicion original puede producir acodamiento y puede disminuir el flujo ,por lo que la calidad el material, la seguridad y eficacia en resultados es menor.	29	SI

Agrupaciones	Lote	Clasificación Universal	Genérico de Centro (GC)	Nombre	CARACTERISTICAS	Empresa	Calidad del Material MUY ADECUADO 15	Calidad del Material ADECUADO 6 PUNT	Calidad del Material ACEPTABLE 0 PUNT	Facilidad de Utilización MUY ADECUADO 15	Facilidad de Utilización ADECUADO 6 PUNT	Facilidad de Utilización ACEPTABLE 0 PUNT	Seguridad de Resultados MUY ADECUADO	Seguridad de Resultados ADECUADO 6	Seguridad de Resultados ACEPTABLE 0	Eficacia en el Resultado MUY ADECUADO	Eficacia en el Resultado ADECUADO 2	Eficacia en el Resultado ACEPTABLE 0	Observaciones	TOTAL PUNTUACIÓN	SUPERA UMBRAL MÍNIMO
2	6	SU.PC.SANI.01.03.10.10000 7	E71236	CATÉTER I.V. PERIFÉRICO ANTIRREFLUJO CON SISTEMA DE SEGURIDAD-Longitud:[10-40];Diámetro:[20-20];	Cánula hueca con mandril introductor de punta biselada y conexión luer-lock. La cánula incorpora sistema de seguridad y membrana que evita la salida de sangre. Cámara de visualización transparente para detección de reflujo sanguíneo. Identificación de calibre según código internacional de color. Material , Cánula de material plástico. Mandril interno de acero inoxidable grado médico	BECTON DICKINSON, S.A.U.	15			15			15			5			El envoltorio facilita la apertura sin rotura y asegura la esterilidad. El diseño del cateter facilita su utilizacion. Cánula de material plástico que al doblarse y recuperar su posicion original no produce acodamiento y por tanto restaura el flujo, sin disminuirlo ,por lo que la calidad el material, la seguridad y eficacia en resultados es mayor.	50	SI
2	6	SU.PC.SANI.01.03.10.10000 7	E71236	CATÉTER I.V. PERIFÉRICO ANTIRREFLUJO CON SISTEMA DE SEGURIDAD-Longitud:[10-40];Diámetro:[20-20];	Cánula hueca con mandril introductor de punta biselada y conexión luer-lock. La cánula incorpora sistema de seguridad y membrana que evita la salida de sangre. Cámara de visualización transparente para detección de reflujo sanguíneo. Identificación de calibre según código internacional de color. Material , Cánula de material plástico. Mandril interno de acero inoxidable grado médico	Iberian Care 2016 S.L.			0			0			0			La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración	0	NO
2	7	SU.PC.SANI.01.03.10.10000 7	E85114	CATÉTER I.V. PERIFÉRICO ANTIRREFLUJO CON SISTEMA DE SEGURIDAD-Longitud:[10-40];Diámetro:[22-22];	Cánula hueca con mandril introductor de punta biselada y conexión luer-lock. La cánula incorpora sistema de seguridad y membrana que evita la salida de sangre. Cámara de visualización transparente para detección de reflujo sanguíneo. Identificación de calibre según código internacional de color. Material , Cánula de material plástico. Mandril interno de acero inoxidable grado médico	B. BRAUN MEDICAL, S.A.		6		15				6			2		El envoltorio mantiene la esterilidad. El diseño del cateter facilita su utilizacion. Cánula de material plástico que al doblarse y recuperar su posicion original puede producir acodamiento y puede disminuir el flujo ,por lo que la calidad el material, la seguridad y eficacia en resultados es menor.	29	SI
2	7	SU.PC.SANI.01.03.10.10000 7	E85114	CATÉTER I.V. PERIFÉRICO ANTIRREFLUJO CON SISTEMA DE SEGURIDAD-Longitud:[10-40];Diámetro:[22-22];	Cánula hueca con mandril introductor de punta biselada y conexión luer-lock. La cánula incorpora sistema de seguridad y membrana que evita la salida de sangre. Cámara de visualización transparente para detección de reflujo sanguíneo. Identificación de calibre según código internacional de color. Material , Cánula de material plástico. Mandril interno de acero inoxidable grado médico	BECTON DICKINSON, S.A.U.	15			15			15			5			El envoltorio facilita la apertura sin rotura y asegura la esterilidad. El diseño del cateter facilita su utilizacion. Cánula de material plástico que al doblarse y recuperar su posicion original no produce acodamiento y por tanto restaura el flujo, sin disminuirlo ,por lo que la calidad el material, la seguridad y eficacia en resultados es mayor.	50	SI
2	7	SU.PC.SANI.01.03.10.10000 7	E85114	CATÉTER I.V. PERIFÉRICO ANTIRREFLUJO CON SISTEMA DE SEGURIDAD-Longitud:[10-40];Diámetro:[22-22];	Cánula hueca con mandril introductor de punta biselada y conexión luer-lock. La cánula incorpora sistema de seguridad y membrana que evita la salida de sangre. Cámara de visualización transparente para detección de reflujo sanguíneo. Identificación de calibre según código internacional de color. Material , Cánula de material plástico. Mandril interno de acero inoxidable grado médico	Iberian Care 2016 S.L.			0			0			0			La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración	0	NO
2	8	SU.PC.SANI.01.03.10.10000 7	E85115	CATÉTER I.V. PERIFÉRICO ANTIRREFLUJO CON SISTEMA DE SEGURIDAD-Longitud:[10-40];Diámetro:[24-24];	Cánula hueca con mandril introductor de punta biselada y conexión luer-lock. La cánula incorpora sistema de seguridad y membrana que evita la salida de sangre. Cámara de visualización transparente para detección de reflujo sanguíneo. Identificación de calibre según código internacional de color. Material , Cánula de material plástico. Mandril interno de acero inoxidable grado médico	B. BRAUN MEDICAL, S.A.		6		15				6			2		El envoltorio mantiene la esterilidad. El diseño del cateter facilita su utilizacion. Cánula de material plástico que al doblarse y recuperar su posicion original puede producir acodamiento y puede disminuir el flujo ,por lo que la calidad el material, la seguridad y eficacia en resultados es menor.	29	SI
2	8	SU.PC.SANI.01.03.10.10000 7	E85115	CATÉTER I.V. PERIFÉRICO ANTIRREFLUJO CON SISTEMA DE SEGURIDAD-Longitud:[10-40];Diámetro:[24-24];	Cánula hueca con mandril introductor de punta biselada y conexión luer-lock. La cánula incorpora sistema de seguridad y membrana que evita la salida de sangre. Cámara de visualización transparente para detección de reflujo sanguíneo. Identificación de calibre según código internacional de color. Material , Cánula de material plástico. Mandril interno de acero inoxidable grado médico	BECTON DICKINSON, S.A.U.	15			15			15			5			El envoltorio facilita la apertura sin rotura y asegura la esterilidad. El diseño del cateter facilita su utilizacion. Cánula de material plástico que al doblarse y recuperar su posicion original no produce acodamiento y por tanto restaura el flujo, sin disminuirlo ,por lo que la calidad el material, la seguridad y eficacia en resultados es mayor.	50	SI

Agrupaciones	Lote	Clasificación Universal	Genérico de Centro (GC)	Nombre	CARACTERISTICAS	Empresa	Calidad del Material MUY ADECUADO 15	Calidad del Material ADECUADO 6 PUNT	Calidad del Material ACEPTABLE 0 PUNT	Facilidad de Utilización MUY ADECUADO 15	Facilidad de Utilización ADECUADO 6 PUNT	Facilidad de Utilización ACEPTABLE 0 PUNT	Seguridad de Resultados MUY ADECUADO	Seguridad de Resultados ADECUADO 6	Seguridad de Resultados ACEPTABLE 0	Eficacia en el Resultado MUY ADECUADO	Eficacia en el Resultado ADECUADO 2	Eficacia en el Resultado ACEPTABLE 0	Observaciones	TOTAL PUNTUACIÓN	SUPERA UMBRAL MÍNIMO
2	8	SU.PC.SANI.01.03.10.100007	E85115	CATÉTER I.V. PERIFÉRICO ANTIRREFLUJO CON SISTEMA DE SEGURIDAD-Longitud:[10-40];Diámetro :[24-24];	Cánula hueca con mandril introductor de punta biselada y conexión luer-lock. La cánula incorpora sistema de seguridad y membrana que evita la salida de sangre. Cámara de visualización transparente para detección de reflujo sanguíneo. Identificación de calibre según código internacional de color. Material , Cánula de material plástico. Mandril interno de acero inoxidable grado médico	Iberian Care 2016 S.L.			0			0			0				0	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración	0	NO
3	9	SU.PC.SANI.01.03.11.200012		EQ. CATETER CENTRAL TECNICA SELDINGER 1 LUZ/ LARGA DURACION Y ALTO FLUJO C/SIST. NAVEGACION	El equipo consta de: Cateter central de inserción periferica con conjunto de estilete y canalizador de estilete, capuchon,dispositivo de estabilización de cateter,jeringuilla> de 10 cc,cinta metrica,gorro quirurgico,aguja hipodermica de seguridad calibre 25,aposito adhesivo, paño absorbente,paño fenestrado de cuerpo entero,gasas,guantes bata, mascarillas,tijeras, torniquete,toalla absorbente,gel, banda elastica , conjunto de derivaciones de ECG,vaina de polipropileno, soporte de control remoto,soporte de sensor,kit microintroductor con dilatador de vaso,guia nitinol con punta recta bisturi,cateter iv periferico de seguridad calibre 20 y aguja introductora de calibre 21. Material. Cateter de poliuretano - Longitud:>40,<80);Diámetro interno 1 luz:18;Período de permanencia:6 a 12 meses;Diámetro externo del catéter:4.Con sistema de navegación,ecoguiado.	BECTON DICKINSON, S.A.U.	15			15			15			5			El Kit asegura la esterilidad y la facilidad de apertura sin rotura. Muy ergonómico y fácil de utlilizar, lo que proporciona mayor seguridad y eficacia en resultdos.	50	SI
3	9	SU.PC.SANI.01.03.11.200012		EQ. CATETER CENTRAL TECNICA SELDINGER 1 LUZ/ LARGA DURACION Y ALTO FLUJO C/SIST. NAVEGACION	El equipo consta de: Cateter central de inserción periferica con conjunto de estilete y canalizador de estilete, capuchon,dispositivo de estabilización de cateter,jeringuilla> de 10 cc,cinta metrica,gorro quirurgico,aguja hipodermica de seguridad calibre 25,aposito adhesivo, paño absorbente,paño fenestrado de cuerpo entero,gasas,guantes bata, mascarillas,tijeras, torniquete,toalla absorbente,gel, banda elastica , conjunto de derivaciones de ECG,vaina de polipropileno, soporte de control remoto,soporte de sensor,kit microintroductor con dilatador de vaso,guia nitinol con punta recta bisturi,cateter iv periferico de seguridad calibre 20 y aguja introductora de calibre 21. Material. Cateter de poliuretano - Longitud:>40,<80);Diámetro interno 1 luz:18;Período de permanencia:6 a 12 meses;Diámetro externo del catéter:4.Con sistema de navegación,ecoguiado.	NACIL MEDICA 4 GROUP SL												No se valora.Uno de los lotes de la agrupacion ,no es adecuado.		

Agrupaciones	Lote	Clasificación Universal	Genérico de Centro (GC)	Nombre	CARACTERISTICAS	Empresa	Calidad del Material MUY ADECUADO 15	Calidad del Material ADECUADO 6 PUNT	Calidad del Material ACEPTABLE 0 PUNT	Facilidad de Utilización MUY ADECUADO 15	Facilidad de Utilización ADECUADO 6 PUNT	Facilidad de Utilización ACEPTABLE 0 PUNT	Seguridad de Resultados MUY ADECUADO	Seguridad de Resultados ADECUADO 6	Seguridad de Resultados ACEPTABLE 0	Eficacia en el Resultado MUY ADECUADO	Eficacia en el Resultado ADECUADO 2	Eficacia en el Resultado ACEPTABLE 0	Observaciones	TOTAL PUNTUACIÓN	SUPERA UMBRAL MÍNIMO
3	10	SU.PC.SANI.01.03.11.300027		EQ. CATETER CENTRAL TECNICA SELDINGER 2 LUZ/ LARGA DURACION Y ALTO FLUJO C/SIST. NAVEGACION	El equipo consta de: Cateter central de inserción periferica con conjunto de estilete y canalizador de estilete, capuchon,dispositivo de estabilización de cateter,jeringuilla> de 10 cc,cinta metrica,gorro quirurgico,aguja hipodermica de seguridad calibre 25,aposito adhesivo, paño absorbente,paño fenestrado de cuerpo entero,gasas,guantes bata, mascarillas,tijeras, torniquete,toalla absorbente,gel, banda elastica , conjunto de derivaciones de ECG,vaina de polipropileno, soporte de control remoto,soporte de sensor,kit microintroductor con dilatador de vaso,guia nitinol con punta recta bisturi,cateter iv periferico de seguridad calibre 20 y aguja introductora de calibre 21. Material. Cateter de poliuretano Longitud:>40,<80;Diámetro interno 2 luz:18;Período de permanencia:6 a 12 meses;Diámetro externo del catéter:5;Con sistema de navegación,ecoguiado.	BECTON DICKINSON, S.A.U.	15			15			15			5			El Kit asegura la esterilidad y la facilidad de apertura sin rotura. Muy ergonómico y fácil de utilizar, lo que proporciona mayor seguridad y eficacia en resultdos.	50	SI
3	10	SU.PC.SANI.01.03.11.300027		EQ. CATETER CENTRAL TECNICA SELDINGER 2 LUZ/ LARGA DURACION Y ALTO FLUJO C/SIST. NAVEGACION	El equipo consta de: Cateter central de inserción periferica con conjunto de estilete y canalizador de estilete, capuchon,dispositivo de estabilización de cateter,jeringuilla> de 10 cc,cinta metrica,gorro quirurgico,aguja hipodermica de seguridad calibre 25,aposito adhesivo, paño absorbente,paño fenestrado de cuerpo entero,gasas,guantes bata, mascarillas,tijeras, torniquete,toalla absorbente,gel, banda elastica , conjunto de derivaciones de ECG,vaina de polipropileno, soporte de control remoto,soporte de sensor,kit microintroductor con dilatador de vaso,guia nitinol con punta recta bisturi,cateter iv periferico de seguridad calibre 20 y aguja introductora de calibre 21. Material. Cateter de poliuretano Longitud:>40,<80;Diámetro interno 2 luz:18;Período de permanencia:6 a 12 meses;Diámetro externo del catéter:5;Con sistema de navegación,ecoguiado.	NACIL MEDICA 4 GROUP SL												No se valora.Uno de los lotes de la agrupacion ,no es adecuado.		
3	11	SU.PC.SANI.01.03.11.700001		DISPOSITIVO FIJACION CATETER CENTRAL-Tamaño:Adulto;	Dispositivo adhesivo con pinza o clip que previene el movimiento de catéteres. Con protector para la piel.Incluye cinta adhesiva para sujetar el catéter o la línea de extensión. Material , Nylon, polietileno etc.Libre de latex.Tamaño:Adulto;	BECTON DICKINSON, S.A.U.	15			15			15			5			El envoltorio asegura la esterilidad y facilita la apertura sin rotura. Ergonómico, muy fácil de utilizar, lo que proporciona mayor seguridad y eficacia en resultados.	50	SI
3	11	SU.PC.SANI.01.03.11.700001		DISPOSITIVO FIJACION CATETER CENTRAL-Tamaño:Adulto;	Dispositivo adhesivo con pinza o clip que previene el movimiento de catéteres. Con protector para la piel.Incluye cinta adhesiva para sujetar el catéter o la línea de extensión. Material , Nylon, polietileno etc.Libre de latex.Tamaño:Adulto;	NACIL MEDICA 4 GROUP SL													La oferta no cumple las características técnicas recogidas en el Cuadro Resumen, el PCAP o el PPT, se considera NO ADECUADA .No presenta protector de la piel,el sistema de fijacion no es mediante clip o pinza.Presenta material de tejido no tejido ,que no es lo solicitado para este lote.		
3	12	SU.PC.SANI.01.03.99.000000		EQUIPO PARA PUNCIÓN GUIADA CON ECOGRAFIA-Para catéter de:[21-21];	El Kit contiene: - Soportes de distintas inclinaciones, -Gel conductor estéril. -Dos bandas elásticas. -Una funda para sonda transductora. Material , Material plástico. Fungibles asociados a los ecógrafos compatibles.Para catéter de:21.	BECTON DICKINSON, S.A.U.	15			15			15			5			El envoltorio asegura la esterilidad y facilita la apertura sin rotura. Ergonómico, muy fácil de utilizar, lo que proporciona mayor seguridad y eficacia en resultados.	50	SI
3	12	SU.PC.SANI.01.03.99.000000		EQUIPO PARA PUNCIÓN GUIADA CON ECOGRAFIA-Para catéter de:[21-21];	El Kit contiene: - Soportes de distintas inclinaciones, -Gel conductor estéril. -Dos bandas elásticas. -Una funda para sonda transductora. Material , Material plástico. Fungibles asociados a los ecógrafos compatibles.Para catéter de:21.	NACIL MEDICA 4 GROUP SL												No se valora.Uno de los lotes de la agrupacion ,no es adecuado.		

Agrupaciones	Lote	Clasificación Universal	Genérico de Centro (GC)	Nombre	CARACTERISTICAS	Empresa	Calidad del Material MUY ADECUADO 15	Calidad del Material ADECUADO 6 PUNT	Calidad del Material ACEPTABLE 0 PUNT	Facilidad de Utilización MUY ADECUADO 15	Facilidad de Utilización ADECUADO 6 PUNT	Facilidad de Utilización ACEPTABLE 0 PUNT	Seguridad de Resultados MUY ADECUADO	Seguridad de Resultados ADECUADO 6	Seguridad de Resultados ACEPTABLE 0	Eficacia en el Resultado MUY ADECUADO	Eficacia en el Resultado ADECUADO 2	Eficacia en el Resultado ACEPTABLE 0	Observaciones	TOTAL PUNTUACIÓN	SUPERA UMBRAL MÍNIMO
	13	SU.PC.SANI.01.03.15.000010		EQ. CATETER ARTERIAL TECNICA SELDINGER-	Eq. compuesto de: - Catéter radiopaco de 20Ga x 5cm aprox. con línea de extensión aproximada de 7cm integrada, clamp para contención de la sangre y alas de sutura de bajo perfil. - Guía metálica de 021" (0,53mm) x 35cm aprox.. con punta recta en ambos extremos y marcas de salida. - Aguja introductora de 20Ga x 4cm aprox. Libre de ftalatos/DEHP y látex. Material Cateter de teflon,guia metalica. Diametro externo > ó = 2 FR y < ó = 3 FR.	INTERSURGICAL ESPAÑA , S.L.			0			0		0				La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración	0	NO
	13	SU.PC.SANI.01.03.15.000010		EQ. CATETER ARTERIAL TECNICA SELDINGER-	Eq. compuesto de: - Catéter radiopaco de 20Ga x 5cm aprox. con línea de extensión aproximada de 7cm integrada, clamp para contención de la sangre y alas de sutura de bajo perfil. - Guía metálica de 021" (0,53mm) x 35cm aprox.. con punta recta en ambos extremos y marcas de salida. - Aguja introductora de 20Ga x 4cm aprox. Libre de ftalatos/DEHP y látex. Material Cateter de teflon,guia metalica. Diametro externo > ó = 2 FR y < ó = 3 FR.	TELEFLEX MEDICAL. S.A.U.	15			15			15			5			El envoltorio asegura la esterilidad y facilita la apertura sin rotura. Ergonómico, muy fácil de utilizar, con mejor adherencia a la piel, lo que proporciona mayor seguridad y eficacia en resultados.	50	SI
	14	SU.PC.SANI.01.03.10.500005	F33127	EQ. CATETER IV LÍNEA MEDIA PERIFERICO PREMONTADO / 1 LUZ-LONGITUD DEL CATÁTER:[8-8];DIÁMETRO INTERNO:[20-20];PERIODO DE PERMANENCIA:< 1mes;COMPOSICIÓN DEL CATÉTER:Poliuretano;	Equipo de cateterización por técnica seldinger modificada para acceder a la circulación periférica con un catéter largo que no alcanza a implantarse en las proximidades de la aurícula. Formado por: catéter premontado radiopaco de una luz - guia - aguja introductora. Material, Catéter de poliuretano, guia de nitinol y otros materiales. Aguja introductora: acero inoxidable	BECTON DICKINSON, S.A.U.	15			15			15			5			El envoltorio asegura la esterilidad y facilita la apertura sin rotura. Ergonómico, muy fácil de utilizar, lo que proporciona mayor seguridad y eficacia en resultados	50	SI
	14	SU.PC.SANI.01.03.10.500005	F33127	EQ. CATETER IV LÍNEA MEDIA PERIFERICO PREMONTADO / 1 LUZ-LONGITUD DEL CATÁTER:[8-8];DIÁMETRO INTERNO:[20-20];PERIODO DE PERMANENCIA:< 1mes;COMPOSICIÓN DEL CATÉTER:Poliuretano;	Equipo de cateterización por técnica seldinger modificada para acceder a la circulación periférica con un catéter largo que no alcanza a implantarse en las proximidades de la aurícula. Formado por: catéter premontado radiopaco de una luz - guia - aguja introductora. Material, Catéter de poliuretano, guía de nitinol y otros materiales. Aguja introductora: acero inoxidable	NACIL MEDICA 4 GROUP SL			0			0		0				La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración	0	NO
	15	SU.PC.SANI.01.03.10.500005	F33128	EQ. CATETER IV LÍNEA MEDIA PERIFERICO PREMONTADO / 1 LUZ-LONGITUD DEL CATÁTER:[8-8];DIÁMETRO INTERNO:[22-22];PERIODO DE PERMANENCIA:< 1mes;COMPOSICIÓN DEL CATÉTER:Poliuretano;	Equipo de cateterización por técnica seldinger modificada para acceder a la circulación periférica con un catéter largo que no alcanza a implantarse en las proximidades de la aurícula. Formado por: catéter premontado radiopaco de una luz - guia - aguja introductora. Material , Catéter de poliuretano, guia de nitinol y otros materiales. Aguja introductora: acero inoxidable	BECTON DICKINSON, S.A.U.	15			15			15			5			OFERTA UNICA.El envoltorio asegura la esterilidad y facilita la apertura sin rotura. Ergonómico, muy fácil de utilizar, lo que proporciona mayor seguridad y eficacia en resultados.	50	SI
	16	SU.PC.SANI.01.03.11.100000	D59075	CATETER CENTRAL SIN GUIA / pediátrico-Longitud:[0-30];Período de permanencia:< 1 mes;Diámetro interno 1ª luz:[27-27];Diámetro interno 2ª luz:[0-0];	Cánula de introducción. Catéter radiopaco intravenoso flexible y con conexión luer-lock. Mandril radiopaco. Funda. Material , Cánula de material plástico y acero inoxidable de grado médico. Material plástico.														NO OFERTA		

Agrupaciones	Lote	Clasificación Universal	Genérico de Centro (GC)	Nombre	CARACTERISTICAS	Empresa	Calidad del Material MUY ADECUADO 15	Calidad del Material ADECUADO 6 PUNT	Calidad del Material ACEPTABLE 0 PUNT	Facilidad de Utilización MUY ADECUADO 15	Facilidad de Utilización ADECUADO 6 PUNT	Facilidad de Utilización ACEPTABLE 0 PUNT	Seguridad de Resultados MUY ADECUADO	Seguridad de Resultados ADECUADO 6	Seguridad de Resultados ACEPTABLE 0	Eficacia en el Resultado MUY ADECUADO	Eficacia en el Resultado ADECUADO 2	Eficacia en el Resultado ACEPTABLE 0	Observaciones	TOTAL PUNTUACIÓN	SUPERA UMBRAL MÍNIMO
	17	SU.PC.SANI.01.03.11.300020	B38178	EQ. CATETER CENTRAL TECNICA SELDINGER 2 LUCES-Longitud:[10-40);Diámetro interno 1 luz:[16-16];Diámetro interno 2 luz:[16-16];Diámetro interno 3 luz:[0-0];Diámetro interno 4 luz:[0-0];Diámetro interno 5 luz:[0-0];Período de permanencia:< 1 mes;Diámetro externo del catéter:[7-7];	El equipo consta de: . catéter de poliuretano con dos luces y cabezales de inyección con conexión luer-lock. . guía introductora. . aguja de punción tipo trócar. . dilatador. Material Catéter de Poliuretano , termolábil, tromborresistente, biocompatible. Guía de acero inoxidable. Libre de latex.	B. BRAUN MEDICAL, S.A.			0			0			0			0	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración	0	NO
	17	SU.PC.SANI.01.03.11.300020	B38178	EQ. CATETER CENTRAL TECNICA SELDINGER 2 LUCES-Longitud:[10-40);Diámetro interno 1 luz:[16-16];Diámetro interno 2 luz:[16-16];Diámetro interno 3 luz:[0-0];Diámetro interno 4 luz:[0-0];Diámetro interno 5 luz:[0-0];Período de permanencia:< 1 mes;Diámetro externo del catéter:[7-7];	El equipo consta de: . catéter de poliuretano con dos luces y cabezales de inyección con conexión luer-lock. . guía introductora. . aguja de punción tipo trócar. . dilatador. Material Catéter de Poliuretano , termolábil, tromborresistente, biocompatible. Guía de acero inoxidable. Libre de latex.	TELEFLEX MEDICAL, S.A.U.	15			15			15			5			El envoltorio asegura la esterilidad y facilita la apertura sin rotura. Ergonómico, muy fácil de utilizar, lo que proporciona mayor seguridad y eficacia en resultados.	50	SI
	18	SU.PC.SANI.01.03.11.300020	C24199	EQ. CATETER CENTRAL TECNICA SELDINGER 2 LUCES-Longitud:[40-80);Diámetro interno 1 luz:[18-18];Diámetro interno 2 luz:[14-14];Diámetro interno 3 luz:[0-0];Diámetro interno 4 luz:[0-0];Diámetro interno 5 luz:[0-0];Período de permanencia:< 1 mes;Diámetro externo del catéter:[7-7];	El equipo consta de: . catéter de poliuretano con dos luces y cabezales de inyección con conexión luer-lock. . guía introductora. . aguja de punción tipo trócar. . dilatador. Material Catéter de Poliuretano , termolábil, tromborresistente, biocompatible. Guía de acero inoxidable.Libre de latex.	INTERSURGICAL ESPAÑA , S.L.			0			0			0			0	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración	0	NO
	18	SU.PC.SANI.01.03.11.300020	C24199	EQ. CATETER CENTRAL TECNICA SELDINGER 2 LUCES-Longitud:[40-80);Diámetro interno 1 luz:[18-18];Diámetro interno 2 luz:[14-14];Diámetro interno 3 luz:[0-0];Diámetro interno 4 luz:[0-0];Diámetro interno 5 luz:[0-0];Período de permanencia:< 1 mes;Diámetro externo del catéter:[7-7];	El equipo consta de: . catéter de poliuretano con dos luces y cabezales de inyección con conexión luer-lock. . guía introductora. . aguja de punción tipo trócar. . dilatador. Material Catéter de Poliuretano , termolábil, tromborresistente, biocompatible. Guía de acero inoxidable.Libre de latex.	TELEFLEX MEDICAL, S.A.U.	15			15			15			5			El envoltorio asegura la esterilidad y facilita la apertura sin rotura. Ergonómico, muy fácil de utilizar, lo que proporciona mayor seguridad y eficacia en resultados	50	SI
	19	SU.PC.SANI.01.03.11.400014	B82466	EQ. CATETER CENTRAL TECNICA SELDINGER 3 LUCES-Longitud:[10-40);Diámetro interno 1 luz:[16-16];Diámetro interno 2 luz:[18-18];Diámetro interno 3 luz:[18-18];Diámetro interno 4 luz:[0-0];Diámetro interno 5 luz:[0-0];Período de permanencia:< 1 mes;Diámetro externo del catéter:[7-7];	El equipo consta de: . catéter de tres luces con conexiónes luer-lock. . guía introductora. . aguja de punción tipo trócar . . dilatador. Material , Catéter de Poliuretano y dilatador de material plástico. Guía metálica de acero inoxidable de grado médico ó nitinol.	INTERSURGICAL ESPAÑA , S.L.			0			0			0			0	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración	0	NO
	19	SU.PC.SANI.01.03.11.400014	B82466	EQ. CATETER CENTRAL TECNICA SELDINGER 3 LUCES-Longitud:[10-40);Diámetro interno 1 luz:[16-16];Diámetro interno 2 luz:[18-18];Diámetro interno 3 luz:[18-18];Diámetro interno 4 luz:[0-0];Diámetro interno 5 luz:[0-0];Período de permanencia:< 1 mes;Diámetro externo del catéter:[7-7];	El equipo consta de: . catéter de tres luces con conexiónes luer-lock. . guía introductora. . aguja de punción tipo trócar . . dilatador. Material , Catéter de Poliuretano y dilatador de material plástico. Guía metálica de acero inoxidable de grado médico ó nitinol.	TELEFLEX MEDICAL, S.A.U.	15			15			15			5			El envoltorio asegura la esterilidad y facilita la apertura sin rotura. Ergonómico, muy fácil de utilizar, lo que proporciona mayor seguridad y eficacia en resultados	50	SI

Agrupaciones	Lote	Clasificación Universal	Genérico de Centro (GC)	Nombre	CARACTERISTICAS	Empresa	Calidad del Material MUY ADECUADO 15	Calidad del Material ADECUADO 6 PUNT	Calidad del Material ACEPTABLE 0 PUNT	Facilidad de Utilización MUY ADECUADO 15	Facilidad de Utilización ADECUADO 6 PUNT	Facilidad de Utilización ACEPTABLE 0 PUNT	Seguridad de Resultados MUY ADECUADO	Seguridad de Resultados ADECUADO 6	Seguridad de Resultados ACEPTABLE 0	Eficacia en el Resultado MUY ADECUADO	Eficacia en el Resultado ADECUADO 2	Eficacia en el Resultado ACEPTABLE 0	Observaciones	TOTAL PUNTUACIÓN	SUPERA UMBRAL MÍNIMO
	20	SU.PC.SANI.01.03.11.40001 4	D34519	EQ. CATETER CENTRAL TECNICA SELDINGER 3 LUCES-Longitud:[10-40];Diámetro interno 1 luz:[18-18];Diámetro interno 2 luz:[18-18];Diámetro interno 3 luz:[16-16];Diámetro interno 4 luz:[0-0];Diámetro interno 5 luz:[0-0];Período de permanencia:< 1 mes;Diámetro externo del catéter:[7-7];	El equipo consta de: . catéter de tres luces con conexiónes luer-lock. . guía introductora. . aguja de punción tipo trócar . . dilatador. Material , Catéter de Poliuretano y dilatador de material plástico. Guía metálica de acero inoxidable de grado médico ó nitinol.	B. BRAUN MEDICAL, S.A.						0						La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración	0	NO
	20	SU.PC.SANI.01.03.11.40001 4	D34519	EQ. CATETER CENTRAL TECNICA SELDINGER 3 LUCES-Longitud:[10-40];Diámetro interno 1 luz:[18-18];Diámetro interno 2 luz:[18-18];Diámetro interno 3 luz:[16-16];Diámetro interno 4 luz:[0-0];Diámetro interno 5 luz:[0-0];Período de permanencia:< 1 mes;Diámetro externo del catéter:[7-7];	El equipo consta de: . catéter de tres luces con conexiónes luer-lock. . guía introductora. . aguja de punción tipo trócar . . dilatador. Material , Catéter de Poliuretano y dilatador de material plástico. Guía metálica de acero inoxidable de grado médico ó nitinol.	INTERSURGICAL ESPAÑA , S.L.			0			0			0			La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración	0	NO
	20	SU.PC.SANI.01.03.11.40001 4	D34519	EQ. CATETER CENTRAL TECNICA SELDINGER 3 LUCES-Longitud:[10-40];Diámetro interno 1 luz:[18-18];Diámetro interno 2 luz:[18-18];Diámetro interno 3 luz:[16-16];Diámetro interno 4 luz:[0-0];Diámetro interno 5 luz:[0-0];Período de permanencia:< 1 mes;Diámetro externo del catéter:[7-7];	El equipo consta de: . catéter de tres luces con conexiónes luer-lock. . guía introductora. . aguja de punción tipo trócar . . dilatador. Material , Catéter de Poliuretano y dilatador de material plástico. Guía metálica de acero inoxidable de grado médico ó nitinol.	TELEFLEX MEDICAL. S.A.U.	15			15			15			5			El envoltorio asegura la esterilidad y facilita la apertura sin rotura. Ergonómico, muy fácil de utilizar, lo que proporciona mayor seguridad y eficacia en resultados	50	SI
	21	SU.PC.SANI.01.03.11.40001 4	D53505	EQ. CATETER CENTRAL TECNICA SELDINGER 3 LUCES-Longitud:[40-80];Diámetro interno 1 luz:[18-18];Diámetro interno 2 luz:[18-18];Diámetro interno 3 luz:[16-16];Diámetro interno 4 luz:[0-0];Diámetro interno 5 luz:[0-0];Período de permanencia:< 1 mes;Diámetro externo del catéter:[7-7];	El equipo consta de: . catéter de tres luces con conexiónes luer-lock. . guía introductora. . aguja de punción tipo trócar . . dilatador. Material , Catéter de Poliuretano y dilatador de material plástico. Guía metálica de acero inoxidable de grado médico ó nitinol.	INTERSURGICAL ESPAÑA , S.L.			0			0			0			La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración	0	NO
	21	SU.PC.SANI.01.03.11.40001 4	D53505	EQ. CATETER CENTRAL TECNICA SELDINGER 3 LUCES-Longitud:[40-80];Diámetro interno 1 luz:[18-18];Diámetro interno 2 luz:[18-18];Diámetro interno 3 luz:[16-16];Diámetro interno 4 luz:[0-0];Diámetro interno 5 luz:[0-0];Período de permanencia:< 1 mes;Diámetro externo del catéter:[7-7];	El equipo consta de: . catéter de tres luces con conexiónes luer-lock. . guía introductora. . aguja de punción tipo trócar . . dilatador. Material , Catéter de Poliuretano y dilatador de material plástico. Guía metálica de acero inoxidable de grado médico ó nitinol.	TELEFLEX MEDICAL. S.A.U.	15			15			15			5			El envoltorio asegura la esterilidad y facilita la apertura sin rotura. Ergonómico, muy fácil de utilizar, lo que proporciona mayor seguridad y eficacia en resultados	50	SI
	22	SU.PC.SANI.01.03.15.20000 9	F22702	CATETER ARTERIA UMBILICAL-DIAMETRO:[4-4];LONGITUD:[10-20];COMPOSICIÓN:POLIURETANO;Nº DE LUCES:[2-2];	Catéter con conexión luer-lock y orificio terminal en zona distal.De 2 luces . Radiopaco. Graduado. Extremidad distal con punta roma, marcado centimétrico de 4 a 20 cm. Material , Catéter de poliuretano.Libre de latex.														NO OFERTA		

Agrupaciones	Lote	Clasificación Universal	Genérico de Centro (GC)	Nombre	CARACTERISTICAS	Empresa	Calidad del Material MUY ADECUADO 15	Calidad del Material ADECUADO 6 PUNT	Calidad del Material ACEPTABLE 0 PUNT	Facilidad de Utilización MUY ADECUADO 15	Facilidad de Utilización ADECUADO 6 PUNT	Facilidad de Utilización ACEPTABLE 0 PUNT	Seguridad de Resultados MUY ADECUADO	Seguridad de Resultados ADECUADO 6	Seguridad de Resultados ACEPTABLE 0	Eficacia en el Resultado MUY ADECUADO	Eficacia en el Resultado ADECUADO 2	Eficacia en el Resultado ACEPTABLE 0	Observaciones	TOTAL PUNTUACIÓN	SUPERA UMBRAL MÍNIMO
	23	SU.PC.SANI.01.03.20.201000	B51517	EQ. CATETER PERICARDIOCENTESIS / adultos-Diámetro:[6-6];Longitud :[50-75];	Kit para pericardiocentesis, con catéter pigtail de 6Fx60 cm, Dilatador 6F, guia 0.035"80cm long con doble extremo util recto y en J, aguja 25G, aguja 18G , aguja de acceso18G x 9 cm y 18G x15cm, 1 jeringa luer-lock de 10 ml,1 jeringa luer- lock de 20 ml, 1 jeringa luer- lock de 60 ml, bolsa de recogida , gasas , cable de pinzas alligator, 1 bisturí,absorvente ,sutura y etiquetas serigrafiadas.	MERIT MEDICAL SPAIN S.L.U.	15			15			15			5			OFERTA UNICA.El envoltorio asegura la esterilidad y facilita la apertura sin rotura. Ergonómico, muy fácil de utilizar, lo que proporciona mayor seguridad y eficacia en resultados.	50	SI
	24	SU.PC.SANI.01.03.21.200000	E97497	CATETER DE ESTIMULACION BIPOLAR TEMPORAL REFORZADO-LONGITUD:[100-125];Diámetro:[6-6];	Catéter con dos electrodos, uno de ellos en la punta, y una derivación terminal para cada electrodo. Material .Catéter Berilio de cobre recubierto con hilo de poliester .Electrodos de platino	BECTON DICKINSON, S.A.U.	15			15			15			5			OFERTA UNICA.El envoltorio asegura la esterilidad y facilita la apertura sin rotura. Ergonómico, muy fácil de utilizar, lo que proporciona mayor seguridad y eficacia en resultados.	50	SI
	25	SU.PC.SANI.01.03.21.200000	E99858	CATETER DE ESTIMULACION BIPOLAR TEMPORAL REFORZADO-LONGITUD:[100-125];Diámetro:[7-7];	Catéter con dos electrodos, uno de ellos en la punta, y una derivación terminal para cada electrodo. Material .Catéter Berilio de cobre recubierto con hilo de poliester .Electrodos de platino	BECTON DICKINSON, S.A.U.	15			15			15			5			OFERTA UNICA.El envoltorio asegura la esterilidad y facilita la apertura sin rotura. Ergonómico, muy fácil de utilizar, lo que proporciona mayor seguridad y eficacia en resultados.	50	SI
	26	SU.PC.SANI.01.03.99.100002	F29468	LANCETA DE CORTE AUTOMATICA C/ SIST. PROTECCION / NEONATOS-Medida de corte:[3.00-3.00];BOLIGRAFO DE PUNCION ASOCIADO:no;	Lanceta con punta tipo cuchilla que se acciona mediante presión. Protección de la cuchilla. Material , Acero inoxidable de grado médico. Esteril.	D'4 DISTRIBUCIONES HOSPITALARIAS, S.L.	15			15			15			5			El envoltorio asegura la esterilidad y facilita la apertura sin rotura. Ergonómico, sistema de proteccion de la cuchilla reversible, muy fácil de utilizar, lo que proporciona mayor seguridad y eficacia en resultados.	50	SI
	26	SU.PC.SANI.01.03.99.100002	F29468	LANCETA DE CORTE AUTOMATICA C/ SIST. PROTECCION / NEONATOS-Medida de corte:[3.00-3.00];BOLIGRAFO DE PUNCION ASOCIADO:no;	Lanceta con punta tipo cuchilla que se acciona mediante presión. Protección de la cuchilla. Material , Acero inoxidable de grado médico. Esteril.	Iberian Care 2016 S.L.			0			0			0			0	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración	0	NO
	26	SU.PC.SANI.01.03.99.100002	F29468	LANCETA DE CORTE AUTOMATICA C/ SIST. PROTECCION / NEONATOS-Medida de corte:[3.00-3.00];BOLIGRAFO DE PUNCION ASOCIADO:no;	Lanceta con punta tipo cuchilla que se acciona mediante presión. Protección de la cuchilla. Material , Acero inoxidable de grado médico. Esteril.	LAMBRA, S.L.			0			0			0			0	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración	0	NO
	26	SU.PC.SANI.01.03.99.100002	F29468	LANCETA DE CORTE AUTOMATICA C/ SIST. PROTECCION / NEONATOS-Medida de corte:[3.00-3.00];BOLIGRAFO DE PUNCION ASOCIADO:no;	Lanceta con punta tipo cuchilla que se acciona mediante presión. Protección de la cuchilla. Material , Acero inoxidable de grado médico. Esteril.	Medline International Iberia S.L.U.			0			0			0			0	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración	0	NO
	26	SU.PC.SANI.01.03.99.100002	F29468	LANCETA DE CORTE AUTOMATICA C/ SIST. PROTECCION / NEONATOS-Medida de corte:[3.00-3.00];BOLIGRAFO DE PUNCION ASOCIADO:no;	Lanceta con punta tipo cuchilla que se acciona mediante presión. Protección de la cuchilla. Material , Acero inoxidable de grado médico. Esteril.	TEGOSA MEDICA, SL			0			0			0			0	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración	0	NO
	26	SU.PC.SANI.01.03.99.100002	F29468	LANCETA DE CORTE AUTOMATICA C/ SIST. PROTECCION / NEONATOS-Medida de corte:[3.00-3.00];BOLIGRAFO DE PUNCION ASOCIADO:no;	Lanceta con punta tipo cuchilla que se acciona mediante presión. Protección de la cuchilla. Material , Acero inoxidable de grado médico. Esteril.	TEXTIL PLANAS OLIVERAS, S.A.			0			0			0			0	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración	0	NO
	27	SU.PC.SANI.01.03.99.101000	C26327	LANCETA PUNCION DIGITAL / adultos-Diámetro:[30-30];BOLIGRAFO DE PUNCION ASOCIADO:no;	Lanceta estéril para punción capilar; aguja doble ó triple biselado. No son tóxicas, no contienen pirógenos y no contienen látex; Libre de PVC y ftalatos; Cánula: Acero inoxidable de grado médico. Cuerpo y capuchón externo: material plastico.	LAMBRA, S.L.	15				6			6			2		Material ridido y estable a la punción, ergonómico, lo que proporciona seguridad y eficacia en resultados.	29	SI

Agrupaciones	Lote	Clasificación Universal	Genérico de Centro (GC)	Nombre	CARACTERISTICAS	Empresa	Calidad del Material MUY ADECUADO 15	Calidad del Material ADECUADO 6 PUNT	Calidad del Material ACEPTABLE 0 PUNT	Facilidad de Utilización MUY ADECUADO 15	Facilidad de Utilización ADECUADO 6 PUNT	Facilidad de Utilización ACEPTABLE 0 PUNT	Seguridad de Resultados MUY ADECUADO	Seguridad de Resultados ADECUADO 6	Seguridad de Resultados ACEPTABLE 0	Eficacia en el Resultado MUY ADECUADO	Eficacia en el Resultado ADECUADO 2	Eficacia en el Resultado ACEPTABLE 0	Observaciones	TOTAL PUNTUACIÓN	SUPERA UMBRAL MÍNIMO
	27	SU.PC.SANI.01.03.99.101000	C26327	LANCETA PUNCION DIGITAL / adultos-Diámetro:[30-30];BOLIGRAFO DE PUNCION ASOCIADO:no;	Lanceta estéril para punción capilar; aguja doble ó triple biselado. No son tóxicas, no contienen pirógenos y no contienen látex; Libre de PVC y ftalatos; Cánula: Acero inoxidable de grado médico. Cuerpo y capuchón externo: material plastico.	LIFESCAN SPAIN, S.L.			0			0			0			0	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración	0	NO
	27	SU.PC.SANI.01.03.99.101000	C26327	LANCETA PUNCION DIGITAL / adultos-Diámetro:[30-30];BOLIGRAFO DE PUNCION ASOCIADO:no;	Lanceta estéril para punción capilar; aguja doble ó triple biselado. No son tóxicas, no contienen pirógenos y no contienen látex; Libre de PVC y ftalatos; Cánula: Acero inoxidable de grado médico. Cuerpo y capuchón externo: material plastico.	MENARINI DIAGNÓSTICOS, S.A.			0			0			0			0	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración	0	NO
	27	SU.PC.SANI.01.03.99.101000	C26327	LANCETA PUNCION DIGITAL / adultos-Diámetro:[30-30];BOLIGRAFO DE PUNCION ASOCIADO:no;	Lanceta estéril para punción capilar; aguja doble ó triple biselado. No son tóxicas, no contienen pirógenos y no contienen látex; Libre de PVC y ftalatos; Cánula: Acero inoxidable de grado médico. Cuerpo y capuchón externo: material plastico.	TEGOSA MEDICA, SL	15				6			6			2		Material rídido y estable a la punción, ergonómico, lo que proporciona seguridad y eficacia en resultados.	29	SI
	27	SU.PC.SANI.01.03.99.101000	C26327	LANCETA PUNCION DIGITAL / adultos-Diámetro:[30-30];BOLIGRAFO DE PUNCION ASOCIADO:no;	Lanceta estéril para punción capilar; aguja doble ó triple biselado. No son tóxicas, no contienen pirógenos y no contienen látex; Libre de PVC y ftalatos; Cánula: Acero inoxidable de grado médico. Cuerpo y capuchón externo: material plastico.	TEXTIL PLANAS OLIVERAS, S.A.	15				6			6			2		Material rídido y estable a la punción, ergonómico, lo que proporciona seguridad y eficacia en resultados.	29	SI
	28	SU.PC.SANI.01.03.99.103000	B39811	LANCETA PUNCION DIGITAL AUTOMATICA C/ SIST. SEGURIDAD-Diámetro:[21-21];BOLIGRAFO DE PUNCION ASOCIADO:no;	Lanceta de seguridad, estéril y desechable con botón de activación. Protección de la aguja Material , Acero inoxidable de grado médico.	Medline International Iberia S.L.U.	15			15			15			5			Material rídido y estable a la punción, muy ergonómico, lo que proporciona mayor seguridad y eficacia en resultados.	50	SI
	28	SU.PC.SANI.01.03.99.103000	B39811	LANCETA PUNCION DIGITAL AUTOMATICA C/ SIST. SEGURIDAD-Diámetro:[21-21];BOLIGRAFO DE PUNCION ASOCIADO:no;	Lanceta de seguridad, estéril y desechable con botón de activación. Protección de la aguja Material , Acero inoxidable de grado médico.	TEXTIL PLANAS OLIVERAS, S.A.			0			0			0			0	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración	0	NO
	29	SU.PC.SANI.01.03.99.103000	B83519	LANCETA PUNCION DIGITAL AUTOMATICA C/ SIST. SEGURIDAD-Diámetro:[28-28];BOLIGRAFO DE PUNCION ASOCIADO:no;	Lanceta de seguridad, estéril y desechable con botón de activación. Protección de la aguja Material , Acero inoxidable de grado médico.	Medline International Iberia S.L.U.	15			15			15			5			Material rídido y estable a la punción, muy ergonómico, lo que proporciona mayor seguridad y eficacia en resultados.	50	SI
	29	SU.PC.SANI.01.03.99.103000	B83519	LANCETA PUNCION DIGITAL AUTOMATICA C/ SIST. SEGURIDAD-Diámetro:[28-28];BOLIGRAFO DE PUNCION ASOCIADO:no;	Lanceta de seguridad, estéril y desechable con botón de activación. Protección de la aguja Material , Acero inoxidable de grado médico.	MENARINI DIAGNÓSTICOS, S.A.													No adecuado. La oferta no cumple las características técnicas recogidas en el Cuadro Resumen, el PCAP o el PPT,no tiene el diametro solicitado en este lote.		
	29	SU.PC.SANI.01.03.99.103000	B83519	LANCETA PUNCION DIGITAL AUTOMATICA C/ SIST. SEGURIDAD-Diámetro:[28-28];BOLIGRAFO DE PUNCION ASOCIADO:no;	Lanceta de seguridad, estéril y desechable con botón de activación. Protección de la aguja Material , Acero inoxidable de grado médico.	ROCHE DIABETES CARE SPAIN, SLU	15			15			15			5			Material rídido y estable a la punción, muy ergonómico, lo que proporciona mayor seguridad y eficacia en resultados.	50	SI
	29	SU.PC.SANI.01.03.99.103000	B83519	LANCETA PUNCION DIGITAL AUTOMATICA C/ SIST. SEGURIDAD-Diámetro:[28-28];BOLIGRAFO DE PUNCION ASOCIADO:no;	Lanceta de seguridad, estéril y desechable con botón de activación. Protección de la aguja Material , Acero inoxidable de grado médico.	SARSTEDT, S.A.U			0			0			0			0	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración	0	NO
	29	SU.PC.SANI.01.03.99.103000	B83519	LANCETA PUNCION DIGITAL AUTOMATICA C/ SIST. SEGURIDAD-Diámetro:[28-28];BOLIGRAFO DE PUNCION ASOCIADO:no;	Lanceta de seguridad, estéril y desechable con botón de activación. Protección de la aguja Material , Acero inoxidable de grado médico.	TEGOSA MEDICA, SL			0			0			0			0	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración	0	NO

Agrupaciones	Lote	Clasificación Universal	Genérico de Centro (GC)	Nombre	CARACTERISTICAS	Empresa	Calidad del Material MUY ADECUADO 15	Calidad del Material ADECUADO 6 PUNT.	Calidad del Material ACEPTABLE 0 PUNT.	Facilidad de Utilización MUY ADECUADO 15	Facilidad de Utilización ADECUADO 6 PUNT.	Facilidad de Utilización ACEPTABLE 0 PUNT.	Seguridad de Resultados MUY ADECUADO	Seguridad de Resultados ADECUADO 6	Seguridad de Resultados ACEPTABLE 0	Eficacia en el Resultado MUY ADECUADO	Eficacia en el Resultado ADECUADO 2	Eficacia en el Resultado ACEPTABLE 0	Observaciones	TOTAL PUNTUACIÓN	SUPERA UMBRAL MÍNIMO
	29	SU.PC.SANI.01.03.99.103000	B83519	LANCETA PUNCION DIGITAL AUTOMATICA C/ SIST. SEGURIDAD-Diámetro:[28-28];BOLIGRAFO DE PUNCION ASOCIADO:no;	Lanceta de seguridad, estéril y desechable con botón de activación. Protección de la aguja Material , Acero inoxidable de grado médico.	TEXTIL PLANAS OLIVERAS, S.A.			0			0			0			0	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración	0	NO
	30	SU.PC.SANI.01.03.99.100004	F26349	LANCETA PUNCION DIGITAL P/ DISP. AUTOMATICO-Diámetro:[30-30];	Lanceta metálica con capuchón protector . Aguja doble ó triple biselado . Capuchón protector reutilizable para una retirada de la lanceta más segura. Aguja de acero inox y soporte diferentes materiales.	LIFESCAN SPAIN, S.L.	15			15			15			5			Material rídido y estable a la punción, muy ergonómico, lo que proporciona mayor seguridad y eficacia en resultados.	50	SI
	30	SU.PC.SANI.01.03.99.100004	F26349	LANCETA PUNCION DIGITAL P/ DISP. AUTOMATICO-Diámetro:[30-30];	Lanceta metálica con capuchón protector . Aguja doble ó triple biselado . Capuchón protector reutilizable para una retirada de la lanceta más segura. Aguja de acero inox y soporte diferentes materiales.	MENARINI DIAGNÓSTICOS, S.A.	15			15			15			5			Material rídido y estable a la punción, muy ergonómico, lo que proporciona mayor seguridad y eficacia en resultados.	50	SI
	30	SU.PC.SANI.01.03.99.100004	F26349	LANCETA PUNCION DIGITAL P/ DISP. AUTOMATICO-Diámetro:[30-30];	Lanceta metálica con capuchón protector . Aguja doble ó triple biselado . Capuchón protector reutilizable para una retirada de la lanceta más segura. Aguja de acero inox y soporte diferentes materiales.	TEGOSA MEDICA, SL	15			15			15			5			Material rídido y estable a la punción, muy ergonómico, lo que proporciona mayor seguridad y eficacia en resultados.	50	SI
	30	SU.PC.SANI.01.03.99.100004	F26349	LANCETA PUNCION DIGITAL P/ DISP. AUTOMATICO-Diámetro:[30-30];	Lanceta metálica con capuchón protector . Aguja doble ó triple biselado . Capuchón protector reutilizable para una retirada de la lanceta más segura. Aguja de acero inox y soporte diferentes materiales.	TEXTIL PLANAS OLIVERAS, S.A.	15			15			15			5			Material rídido y estable a la punción, muy ergonómico, lo que proporciona mayor seguridad y eficacia en resultados.	50	SI
	31	SU.PC.SANI.01.03.99.100004	F76987	LANCETA PUNCION DIGITAL P/ DISP. AUTOMATICO-Diámetro:[31-31];	Lanceta para extracción de sangre capilar, con aguja de doble bisel adaptable a bolígrafo que se acciona mediante presión. Lanceta de un solo uso desechable .Acero inoxidable grado médico	TEGOSA MEDICA, SL	15			15			15			5			Material rídido y estable a la punción, muy ergonómico, lo que proporciona mayor seguridad y eficacia en resultados.	50	SI
	31	SU.PC.SANI.01.03.99.100004	F76987	LANCETA PUNCION DIGITAL P/ DISP. AUTOMATICO-Diámetro:[31-31];	Lanceta para extracción de sangre capilar, con aguja de doble bisel adaptable a bolígrafo que se acciona mediante presión. Lanceta de un solo uso desechable .Acero inoxidable grado médico	TEXTIL PLANAS OLIVERAS, S.A.	15			15			15			5			Material rídido y estable a la punción, muy ergonómico, lo que proporciona mayor seguridad y eficacia en resultados.	50	SI