



ANEXO II PPT - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ADICIONALES EXPEDIENTE 0000587/2024

AG	LT	CATÁLOGO SAS	CÓDIGO GC	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS
AG 1	1	SU.PC.SANI.01.13.20.200001	F32992	CATETER DILATACION TUBO DIGESTIVO C/ BALON EXPANSION CONTROLADA Y GUIA-Diámetros de expansión del balón:10-11-12;Longitud del catéter:(190-240);Canal mínimo de trabajo:[0-2.8];	• Libre de Látex.
	2	SU.PC.SANI.01.13.20.200001	F32993	CATETER DILATACION TUBO DIGESTIVO C/ BALON EXPANSION CONTROLADA Y GUIA-Diámetros de expansión del balón:12-13.5-15;Longitud del catéter:(190-240);Canal mínimo de trabajo:[0-2.8];	• Libre de Látex.
	3	SU.PC.SANI.01.13.21.000006		CATETER EXTRACTOR POLIPOS TIPO RED	• Libre de Látex. • Diámetro cesta rango de 4-6 cm. Apto para canal de trabajo de 2,8. • Longitud del Cateter-2:(160-230] • Estructura anti-deformación: Si
	4	SU.PC.SANI.01.13.21.000006		CATETER EXTRACTOR POLIPOS TIPO RED	• Libre de Látex. • Diámetro cesta rango de 2-4 cm. Apto para canal de trabajo de 2,8. • Longitud del Cateter-2:(230-350]. • Estructura anti-deformación: Si.
	5	SU.PC.SANI.01.13.21.200015	F31866	CATETER EXTRACTOR CALCULOS BILIARES TIPO BALON /3 LUCES C/ expansión controlada-Diámetros de inflados del balón:12/15;Longitud cateter:[200-300];Diámetro catéter:[5.0-5.9];Situación del orificio de salida:Post-balón;	• Libre de Látex.
	6	SU.PC.SANI.01.13.21.200020	F32337	CATETER EXTRACTOR CALCULOS BILIARES TIPO BALON /3 LUCES / intercambio rápido y expansión controlada-Diámetro del catéter:[5.0-5.9];Diámetros de inflados del balón:8.5-11.5-15;Situación del orificio de salida:Post-balón;	• Libre de Látex.
	7	SU.PC.SANI.01.13.21.200020	F31821	CATETER EXTRACTOR CALCULOS BILIARES TIPO BALON /3 LUCES / intercambio rápido y expansión controlada-Diámetro del catéter:[7.0-7.9];Diámetros de inflados del balón:9-12;Situación del orificio de salida:Post-balón;	• Libre de Látex.
	8	SU.PC.SANI.01.13.21.300000	C26369	MARCADOR ENDOSCOPICO-CAPACIDAD DE LA JERINGA:[5-5];	• Libre de Látex. • Jeringa precargada.
	9	SU.PC.SANI.01.13.21.300002	F33259	CAPSULA ENDOSCOPICA-Tramo de estudio:Intestino delgado;	• Libre de Látex. • Visión frontal de intestino delgado. • Diámetro 11 y Longitud 26. • Mínimo 3 imágenes por segundo. • Ángulo de visión superior a 155 grados. • Visión en tiempo real.

AG	LT	CATÁLOGO SAS	CÓDIGO GC	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS
	10	SU.PC.SANI.01.13.21.400000	F33492	CATETER AGUJA P/ ENDOSCOPIA-Diámetro de la aguja:[25-25];Longitud catéter:[200-250];Longitud aguja:4;Diámetro mínimo de canal de trabajo:[2.8-3.2];	• Libre de Látex.
	11	SU.PC.SANI.01.13.21.400000	F32999	CATETER AGUJA P/ ENDOSCOPIA-Diámetro de la aguja:[21-21];Longitud catéter:[200-250];Longitud aguja:5;Diámetro mínimo de canal de trabajo:[2.0-2.5];	• Libre de Látex.
	12	SU.PC.SANI.01.13.21.400000	F33692	CATETER AGUJA P/ ENDOSCOPIA-Diámetro de la aguja:[23-23];Longitud catéter:[200-250];Longitud aguja:4;Diámetro mínimo de canal de trabajo:[2.8-3.2];	• Libre de Látex.
	13	SU.PC.SANI.01.13.21.890000	F32964	SISTEMA MULTIBANDA VARICES ESOFAGICAS / HEMORROIDALES/POLIPOS P/ENDOSCOPIO-Material de las bandas:Monofilamento;	• Libre de Látex.
	14	SU.PC.SANI.01.13.23.100000	E66028	ESFINTEROTOMO GIRATORIO 3 LUCES S/ GUIA-Diámetro de la punta:[4.4-4.4];Long. del catéter:[200-200];Long. del hilo de corte:[30-30];	• Libre de Látex. • Compatible con intercambio rápido.
	15	SU.PC.SANI.01.13.23.100007	F75954	ESFINTEROTOMO 3 LUCES S/ GUIA-Longitud catéter:[100-200];Forma de la punta:conica;Longitud de corte:[25-25];Diámetro de la punta distal:[4.5-4.5];Longitud de la punta distal:[7-7];Compatible con sistema de intercambio rápido:SI;	• Libre de Látex.
	16	SU.PC.SANI.01.13.23.100009	F33645	ESFINTEROTOMO GIRATORIO 3 LUCES C/ GUIA-Longitud catéter:[200-300];Forma de la punta:conica;Longitud de corte:[30-30];Diámetro de la punta distal:[4.4-4.4];Longitud de la punta distal:[5-5];	• Libre de Látex. • Compatible con intercambio rápido.
	17	SU.PC.SANI.01.13.23.505000		ASA POLIPECTOMIA	• Libre de Látex. • Apto para un canal de trabajo de 2,8. • Diámetro del asa:[10-10]. • Longitud del catéter:[150-300]. • Forma del asa:hexagonal.
	18	SU.PC.SANI.01.13.23.505000		ASA POLIPECTOMIA	• Libre de Látex. • Apto para un canal de trabajo de 2,8. • Diámetro del asa:[13-13]. • Longitud del catéter:[150-300]. • Forma del asa:oval.
	19	SU.PC.SANI.01.13.23.505000		ASA POLIPECTOMIA	• Libre de Látex. • Apto para un canal de trabajo de 2,8. • Diámetro del asa:[10-10]. • Longitud del catéter:[150-300]. • Forma del asa:redonda.

AG	LT	CATÁLOGO SAS	CÓDIGO GC	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS
	20	SU.PC.SANI.01.13.23.505000		ASA POLIPECTOMIA	• Libre de Látex. • Apto para un canal de trabajo de 2,8. • Diámetro del asa:[10-10]. • Longitud del catéter:[150-300]. • Forma del asa:oval. • Válido sólo únicamente para corte en frío.
	21	SU.PC.SANI.01.13.23.600002		CLIPS HEMOSTATICO REPOSICIONABLE	• Libre de Látex. • Apertura del clip 10-12 mm. • Longitud aplicador:[235-235];
	22	SU.PC.SANI.01.13.23.600002		CLIPS HEMOSTATICO REPOSICIONABLE	• Libre de Látex. • Apertura del clip 10-12 mm. • Longitud aplicador:[230-230].
	23	SU.PC.SANI.01.13.23.600002		CLIPS HEMOSTATICO REPOSICIONABLE	• Libre de Látex. • Apertura del clip 15-17 mm. • Longitud aplicador:[230-230].
	24	SU.PC.SANI.01.13.23.600002		CLIPS HEMOSTATICO REPOSICIONABLE	• Libre de Látex. • Apertura del clip 15-17 mm. • Longitud aplicador:[235-235].
	25	SU.PC.SANI.01.13.23.600002		CLIPS HEMOSTATICO REPOSICIONABLE	• Libre de Látex. Longitud aplicador:[230-230]. • Apertura del clip igual o mayor a 20 mm.
	26	SU.PC.SANI.01.13.40.510000		PINZA DE BIOPSIA ESTANDAR DIGESTIVO	• Libre de Látex. • Apto para un canal de trabajo de 2,8. • Tipo de punta:cocodrilo fenestrada basculante c/ aguja. • Longitud:[220-240].
	27	SU.PC.SANI.01.13.40.510000		PINZA DE BIOPSIA ESTANDAR DIGESTIVO	• Libre de Látex. • Apto para un canal de trabajo de 2,8. • Tipo de punta:cuchara oval fenestrada basculante sin aguja. • Longitud:[220-240].
	28	SU.PC.SANI.01.13.40.510000		PINZA DE BIOPSIA ESTANDAR DIGESTIVO	• Libre de Látex. • Apto para un canal de trabajo de 2,8. • Longitud:[160-180]. • Tipo de punta:cazoleta con aguja.
	29	SU.PC.SANI.01.13.40.510000		PINZA DE BIOPSIA ESTANDAR DIGESTIVO	• Libre de Látex. • Apto para un canal de trabajo de 2,8. • Longitud:[240-260]. • Tipo de punta:cazoleta con aguja.

AG	LT	CATÁLOGO SAS	CÓDIGO GC	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS
	30	SU.PC.SANI.01.13.42.000000	F33421	AGUJA ECOENDOSCÓPICA PARA BIOPSIA P/ CORTE-Tipo de aguja:no fenestrada;Diámetro aguja/cepillo:[22-22];Longitud aguja/cepillo:[80-90];	• Libre de Látex. • Aguja para biospsia.
	31	SU.PC.SANI.01.13.42.100000	F73475	AGUJA ECOENDOSCOPICA-Tipo de aguja:no fenestrada;Diámetro aguja/cepillo:[25-25];Longitud aguja/cepillo:[80-90];	• Libre de Látex. • Aguja para punción.
	32	SU.PC.SANI.01.13.99.001000	F32984	ABREBOCA-Tamaño:Adulto;Correa:Si;Latex:No;	• Libre de Látex. • Bordes romos no traumáticos.