

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
EXPEDIENTE xxx/2024**

**CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO MEDIANTE ARRENDAMIENTO, Y
MANTENIMIENTO SIN OPCIÓN DE COMPRA DE EQUIPOS DE ENDOSCOPIA PARA
LOS CENTROS DE LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE ALMERÍA DEL
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO.**

ANEXO II

AGRUPACIÓN I. ENDOSCOPIA DIGESTIVA GENERAL

VIDEOENTEROSCOPIOS

VIDEOENTEROSCOPIO (VENT)

VENT_R- MÍN_1	Longitud útil	2000 mm aprox.
VENT_R- MÍN_2	Longitud total	2300 mm aprox.
VENT_R- MÍN_3	Sistema óptico	CMOS/CCD
VENT_R- MÍN_4	Campo de visión	140º o mayor
VENT_R- MÍN_5	Dirección de visión	Frontal
VENT_R- MÍN_6	Rango de angulación mínima	Arriba 180º, abajo 180º, derecha/izquierda 160º
VENT_R- MÍN_7	Calidad de imagen	SDTV o HDTV
VENT_R- MÍN_8	Función de identificación de endoscopio	Sí
VENT_R- MÍN_9	Sistema de facilitación de la inserción	Sí
VENT_R- MÍN_10	Control del zoom electrónico desde los mandos del endoscopio	Sí
VENT_R- MÍN_11	Uso sobre tubo con balón (sistema de facilitación de la inserción)	Sí
VENT_R- MÍN_12	Bomba de insuflación anexa	Sí
VENT_R- MÍN_13	Diámetro canal de trabajo	3,2 mm o mayor
VENT_R- MÍN_14	Sistema de cromoendoscopia virtual	Sí, disponible desde la empuñadura