ANEXO I AL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

ACUERDO MARCO CON UNA ÚNICA EMPRESA PARA EL SUMINISTRO DE TRACTO SUCESIVO Y PRECIO UNITARIO AL AMPARO DEL ART. 16.3. a) DE LA LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, DE MATERIAL GENÉRICO DE PUNCIÓN: AGUJAS, CÁNULAS Y CATÉTERES, PERTENECIENTE AL SUBGRUPO DEL CATÁLOGO DE BIENES Y SERVICIOS, SU.PC.SANI. 01.03, PARA LOS CENTROS INTEGRANTES DE LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE ALMERÍA, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA Y PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE OFERTAS. EXPEDIENTE Nº 0000632/2024

AGRUP	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE	FICHA TÉCNICA	OTRAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIBLES	DATOS A CUMPLIMENTAR POR EL LICITADOR EN LA OFERTA TÉCNICA DEL PRODUCTO
	1	SU.PC.SANI.01.03.00.100000	D91470	AGUJA HIPODÉRMICA DE PUNTA ROMA-Longitud:(25-50);Diámetro:[1.2-1.3);	Datos de la Ficha Técnica Indicaciones * Para cargar medicamentos Descripción * Aguja punta roma * Cono con conexión Luer y Luer Lock Material * Cánula de acero inoxidable grado médico. * Cono de material plástico con código de color internacional Medidas * Calibre variable* Diferentes longitudes Envasado * Envase unitario estéril.* Con etiquetado en el que figure: . la denominación del artículo. . el método de esterilización utilizado. . la fecha de caducidad. . el número de lote. . la referencia comercial		Atributos y medidas Longitud (Determinante para la Compra) (Expresado en mm.) Diámetro (Determinante para la Compra) (Expresado en mm.) Composición de la aguja (Tipo de material) Látex (Si o No)
1	2	SU.PC.SANI.01.03.00.000000	D91468	AGUJA HIPODERMICA INTRAMUSCULAR / adulto /Sistema de seguridad-Longitud:(25-50);Diámetro:[0.8-0.8];	Datos de la Ficha Técnica Indicaciones * Para punción intramuscular Descripción * Aguja de punta biselada y cono luer, luer-lock * Con sistema de seguridad Material * Cánula de acero inoxidable grado médico. * Cono de material plástico con código de color internacional. Medidas * Diámetro de 0.8 a 1mm.* Longitud de 38 a 70mm. Envasado * Envase unitario estéril.* Con etiquetado en el que figure: . la denominación del artículo. . el método de esterilización utilizado. . la fecha de caducidad. . el número de lote. . la referencia comercial		Atributos y medidas Longitud (Determinante para la Compra) (Expresado en mm.) Diámetro (Determinante para la Compra) (Expresado en mm.) Composición de la aguja (Tipo de material) Látex (Si o No)
1	3	SU.PC.SANI.01.03.00.000013	F16712	AGUJA HIPODERMICA INTRAVENOSA /Sistema de seguridad-Longitud:[10-25];Diámetro:[0.9-0.9];	Datos de la Ficha Técnica Indicaciones * Para punción intravenosa. Descripción * Aguja de punta biselada y cono luer. * Con sistema de seguridad. Material * Cánula de acero inoxidable grado médico. * Cono de material plástico con código de color internacional. Medidas * Diámetro de 0.8 a 1mm. (21/19G)* Longitud de 25 a 35mm. Envasado * Envase unitario estéril.* Con etiquetado en el que figure: . la denominación del artículo. . el método de esterilización utilizado. . la fecha de caducidad. . el número de lote. . la referencia comercial.* Presentación en cajas que no superen la cantidad de 100 unidades.		Atributos y medidas Longitud (Determinante para la Compra) (Expresado en mm.) Diámetro (Determinante para la Compra) (Expresado en mm.) Composición de la aguja (Tipo de material) Látex (Si o No)
1	4	SU.PC.SANI.01.03.00.000013	F16711	AGUJA HIPODERMICA INTRAVENOSA /Sistema de seguridad-Longitud:[10-25];Diámetro:[0.8-0.8];			
2	5	SU.PC.SANI.01.03.02.300021	F56996	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO SEMIAUTOMATICO / AUTOMATICO-Longitud:[40-120);Diámetro :[14-14];Longitud de corte:[22-22];	Datos de la Ficha Técnica Indicaciones * Extracción de muestras de tejidos blandos para realizar biopsias. Descripción * Trócar metálico con mandril u obturador y dispositivo predisparo o disparo en dos tiempos y, recogida de muestra. * Aguja con marca ecogénica y centrimetrada. Material * Acero inoxidable grado médico. Medidas * Diferentes diámetros y longitudes. Envasado Envase unitario estéril.* Con etiquetado en el que figure: . la denominación del artículo. . el método de esterilización utilizado. . la fecha de caducidad. . el número de lote. . la referencia comercial.* Presentación en cajas que no superen la cantidad de 100 unidades.		Atributos y medidas Longitud (Determinante para la Compra) (Expresado en mm.) Diámetro (Determinante para la Compra) (Expresado en GAUGE) Graduación en cm (Especificar si tiene) Longitud de corte (Determinante para la Compra) (Expresado en mm.) Composición de la aguja (Tipo de material) Látex (Si o No)
2	6	SU.PC.SANI.01.03.02.300021	F60171	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO SEMIAUTOMATICO / AUTOMATICO-Longitud:[40-120);Diámetro :[18-18];Longitud de corte:[22-22];			
3	7	SU.PC.SANI.01.03.10.100006	B39199	CATÉTER I.V. PERIFERICO CON SISTEMA DE SEGURIDAD-Longitud:[10-40];Diámetro :[20-20];	Datos de la Ficha Técnica Indicaciones * Para canalización de las vías venosas periféricas.* Especificamente diseñada para prevenir pinchazos Descripción * Cánula hueca con mandril introductor de punta biselada y conexión luer-lock. * Con sistema de seguridad. * Superficie deslizante que emite sonido de bloqueo. Material * Cánula de material plástico. * Mandril interno de acero inoxidable grado médico. Medidas * Diferentes diámetros. Envasado * Envase unitario estéril.* Con etiquetado en el que figure: . la denominación del artículo. . el método de esterilización utilizado. . la fecha de caducidad. . el número de lote. . la referencia comercial.* Presentación en cajas que no superen la cantidad de 50 unidades.	SISTEMA DE SEGURIDAD PASIVA	Atributos y medidas Longitud (Determinante para la Compra) (Expresado en mm.) Diámetro (Determinante para la Compra) (Expresado en GAUGE) Composición (Tipo de material) Aletas de fijación (Especificar si posee) Tipo de protección (Especificar) Vávula de inyección (Especificar si posee) Situación protección (Especificar) Látex (Si o No)
3	8	SU.PC.SANI.01.03.10.100006	B39200	CATÉTER I.V. PERIFERICO CON SISTEMA DE SEGURIDAD-Longitud:[10-40];Diámetro :[22-22];			
3	9	SU.PC.SANI.01.03.10.100006	B38363	CATÉTER I.V. PERIFERICO CON SISTEMA DE SEGURIDAD-Longitud:[10-40];Diámetro :[18-18];			
3	10	SU.PC.SANI.01.03.10.100006	B39196	CATÉTER I.V. PERIFERICO CON SISTEMA DE SEGURIDAD-Longitud:[10-40];Diámetro :[24-24];			
	11	SU.PC.SANI.01.03.06.500000	B58591	AGUJA EXTRACCION SANGRE POR VACIO C/ PORTATUBOS Y SIST. SEGURIDAD-LONGITUD:[25-50];DIAMETRO:[21-21];	Datos de la Ficha Técnica Indicaciones * Extracción de sangre para analítica, por el sistema de tubos de vacío de una forma segura para el personal sanitario. Descripción * Aguja de dos puntas biseladas, una de ellas para el paciente y otra para el tubo de vacío. * Aguja con portatubos sellado al mismo. * La aguja que va al tubo está protegida por una funda retraible. * Válvula situada entre ambas agujas para facilitar la extracción múltiple. * Conexión roscada o a presión para el porta-tubo. * Identificación de calibre por código intenacional de color. * Con dispositivo de Seguridad integrado en la aguja e irreversible una vez activado. Material * Aguja de acero inoxidable grado médico. * Cono de material plástico. * Proteccion de la aguja perforadora en material siliconado. * Dispositivo de Seguridad de la aguja de material plástico. Medidas * Diferentes diámetros y longitudes. Envasado * Envase unitario estéril.* Con etiquetado en el que figure:. la denominación del artículo.. el método de esterilización utilizado.. la fecha de caducidad.. el número de lote.. la referencia comercial.* Presentación en cajas que no superen la cantidad de 100 unidades.		Atributos y medidas LONGITUD (Determinante para la Compra) (ESPECIFICAR EN MM) LONGITUD PORTATUBOS (Determinante para la Compra) (Especificar la longitud del portatubos.) DIAMETRO (Determinante para la Compra) (ESPECIFICAR EN GAUGES) CONEXIÓN (Especificar tipo de conexión) Composición (Composición de material) Látex (Si o No)
	12	SU.PC.SANI.01.03.06.400004	F34056	AGUJA EXTRACCION SANGRE POR VACIO C/ ALETAS, LINEA Y SIST. SEGURIDAD Y PORTATUBO-DIAMETRO:[21-21];LONGITUD PORTATUBOS:Corto;RANGO LONG. LINEA:10-20cm;LONGITUD DE LA AGUJA:[0-25];	Datos de la Ficha Técnica Indicaciones * Extracción de sangre en venas difíciles. Descripción * Aguja de punta biselada con aletas de fijación y línea tubular flexible. * Con un adaptador para la línea de infusión con aguja protegida para perforacion de tapón tubo vacío. * Válvula situada entre aguja protegida y línea para facilitar la extracción múltiple. * Sistema de seguridad para protección de la aguja tras la punción. * Identificación de calibre por código intenacional de color. * Con porta-tubo premontado. Material * Cánula de acero inoxidable grado médico. * Aletas y línea de infusión en material plástico. * Proteccion de la aguja perforadora en material siliconado. * Sistema de seguridad de la aguja de material plástico. Medidas * Diferentes diámetros y longitudes. Envasado * Envase unitario estéril.* Con etiquetado en el que figure:. la denominación del artículo.. el método de esterilización utilizado.. la fecha de caducidad.. el número de lote.. la referencia comercial.* Presentación en cajas que no superen la cantidad de 100 unidades.		Atributos y medidas DIAMETRO (Determinante para la Compra) (ESPECIFICAR EN GAUGES) LONGITUD PORTATUBOS (Determinante para la Compra) (Especificar la longitud del portatubos.) CONEXIÓN (Especificar tipo de conexión) RANGO LONG. LINEA (Determinante para la Compra) (Especificar rango de medida de la línea en centímetros) Composición (Composición de material) LONGITUD DE LINEA (ESPECIFICAR EN CM) LONGITUD DE LA AGUJA (Determinante para la Compra) (ESPECIFICAR EN MM) Látex (Si o No)

	13	SU.PC.SANI.01.03.11.300020	C24199	EQ. CATETER CENTRAL TECNICA SELDINGER 2 LUCES-Longitud:[40-80];Diámetro interno 1 luz:[18-18];Diámetro interno 2 luz:[14-14];Diámetro interno 3 luz:[0-0];Diámetro interno 4 luz:[0-0];Diámetro interno 5 luz:[0-0];Período de permanencia:< 1 mes;Diámetro ext	Datos de la Ficha Técnica Indicaciones * Para cateterización venosa central, según la técnica de Seldinger (con guía). Descripción * El equipo consta de: . catéter de dos luces con conexiónes luer-lock. . guía introductora. . aguja de punción tipo trócar . dilatador. Material * Catéter y dilatador de material plástico. * Guía metálica de acero inoxidable de grado médico. Medidas * Diferentes diámetros y longitudes. Envasado * Envase unitario estéril.* Con etiquetado en el que figure: . la denominación del artículo. . el método de esterilización utilizado. . la fecha de caducidad. . el número de lote. . la referencia comercial.		Atributos y medidas Longitud (Determinante para la Compra) (Especificar la longitud del catéter, expresado en cm.) Alto flujo (Especificar si o no) Composición (Tipo de material) Marcado centimétrico (Especificar si tiene marcas) Diámetro interno 1 luz (Determinante para la Compra) (Expresado en Gauge) Diámetro interno 2 luz (Determinante para la Compra) (Expresado en Gauge) Diámetro interno 3 luz (Determinante para la Compra) (Expresado en Gauge) Diámetro interno 4 luz (Determinante para la Compra) (Expresado en Gauge) Diámetro interno 5 luz (Determinante para la Compra) (Expresado en Gauge) Período de permanencia (Determinante para la Compra) (Especificar en meses) Composición desinfectante (Tipo de material) Diámetro externo del catéter (Determinante para la Compra) (Expresado en FR ó CH) Látex (Si o No)
	14	SU.PC.SANI.01.03.99.103000	B39811	LANCETA PUNCION DIGITAL AUTOMATICA C/ SIST. SEGURIDAD-Diámetro:[21-21];BOLIGRAFO DE PUNCION ASOCIADO:no;	Datos de la Ficha Técnica Indicaciones * Para extracción de sangre capilar. Descripción * Lanceta con aguja de doble bisel que se acciona mediante presión. * Protección de la aguja. Material * Acero inoxidable de grado médico. Medidas * Longitud 4mm o inferior Envasado * Envase con varias unidades estéries.* Con etiquetado en el que figure: . la denominación del artículo. . el método de esterilización utilizado. . la fecha de caducidad. . el número de lote. . la referencia comercial.		Atributos y medidas Diámetro (Determinante para la Compra) (Especificar diámetro de la aguja expresado en GAUGE) Composición (Tipo de material) Tipo de punta (Especificar tipo de insición.) Longitud de la aguja (Expresado en mm) BOLIGRAFO DE PUNCION ASOCIADO (Determinante para la Compra) ((SI o NO)) Látex (Si o No)
	15	SU.PC.SANI.01.03.04.600001	F21381	EQ. DRENAJE DE LIQUIDO ASCITICO-Diámetro de aguja:[14-14];Capacidad reservorio:[8000-11000];Longitud de la aguja:[0-180];	Datos de la Ficha Técnica Indicaciones * Drenaje de liquido ascítico mediante punción directa Descripción * El equipo consta de: . Aguja con punta tribiselada. Vaina con punta recta, conexión luer-lock, con orificio distal y laterales para facilitar el drenaje. . Bolsa reservorio de drenaje . Tubo conexión a bolsa con llave de tres pasos . Jeringa 50 ml luer-lock Material * Aguja de acero inoxidable grado médico * Bolsa, tubo y jeringa de material plástico Medidas * Diferentes longitudes y diámetros de aguja* Diferentes capacidades de bolsa Envasado * Envase unitario estéril con etiquetado en el que figure: . la denominación del artículo . el método de esterilización utilizado. . la fecha de caducidad. . el número de lote. . la referencia comercial		Atributos y medidas Diámetro de aguja (Determinante para la Compra) (Especificar el diámetro de aguja en French) Composición (Tipo de material) Capacidad reservorio (Determinante para la Compra) (Especificar en mililitros) Longitud de la aguja (Determinante para la Compra) (Expresado en mm) Látex (Si o No)
	16	SU.PC.SANI.01.03.01.100007	D48742	AGUJA ESPINAL PUNTA LAPIZ / corta-Longitud:[90-100];Diámetro :[25-25];	Datos de la Ficha Técnica Indicaciones * Punción espinal a nivel intradural. Descripción * Aguja de punta lápiz con mandril u obturador en su interior. * Menor calibre de la aguja en su extremo distal o punta. * Identificación de calibre por código intenacional de color. Material * Cánula y mandril de acero inoxidable grado médico. * Cono de material plástico. * Con o sin aguja introductora. Medidas * Diferentes diámetros.* Longitudes: desde 25mm hasta 100mm. Envasado * Envase unitario estéril.* Con etiquetado en el que figure: . la denominación del artículo. . el método de esterilización utilizado. . la fecha de caducidad. . el número de lote. . la referencia comercial.* Presentación en cajas que no superen la cantidad de 100 unidades.		Atributos y medidas Longitud (Determinante para la Compra) (Expresado en mm.) Conector (Plástico o metálico) Diámetro (Determinante para la Compra) (Expresado en GAUGE) Tipo de punta (Nomenclatura) Aguja introductora (Especificar si tiene) Composición de la aguja (Tipo de material) Látex (Si o No)
	17	SU.PC.SANI.01.03.99.100004	F26349	LANCETA PUNCION DIGITAL P/ DISP. AUTOMATICO-Diámetro:[30-30];	Datos de la Ficha Técnica Indicaciones * Para extracción de sangre capilar. Descripción * Lanceta con aguja de doble bisel adaptable al sistema automático. * Se acciona mediante presión. Material * Acero inoxidable de grado médico. Medidas * Longitud 4mm o inferior Envasado * Envase con varias unidades estéries.* Con etiquetado en el que figure:. la denominación del artículo.. el método de esterilización utilizado.. la fecha de caducidad.. el número de lote.. la referencia comercial.		Atributos y medidas Diámetro (Determinante para la Compra) (Especificar diámetro de la aguja expresado en GAUGE) Composición (Tipo de material) Tipo de punta (Especificar tipo de insición.) Longitud de la aguja (Expresado en mm) BOLIGRAFO DE PUNCION ASOCIADO ((SI o NO)) Látex (Si o No)
	18	SU.PC.SANI.01.03.11.300021	D48138	EQ. CATETER CENTRAL TECNICA SELDINGER 2 LUCES CON ANTISEPTICO-Longitud:[10-40];Diámetro interno 1 luz:[14-14];Diámetro interno 2 luz:[14-14];Diámetro interno 3 luz:[0-0];Diámetro interno 4 luz:[0-0];Diámetro interno 5 luz:[0-0];Período de permanencia:< 1	Datos de la Ficha Técnica Indicaciones * Para cateterización venosa central, según la técnica de Seldinger (con guía). Descripción * El equipo consta de: . catéter recubierto de antiséptico de dos luces con conexión luer-lock. . guía introductora. . aguja de punción tipo trócar . . dilatador. Material * Catéter recubierto de antiséptico y dilatador de material plástico. * Guía metálica de acero inoxidable de grado médico. Medidas * Diferentes diámetros y longitudes. Envasado * Envase unitario estéril.* Con etiquetado en el que figure: . la denominación del artículo. . el método de esterilización utilizado. . la fecha de caducidad. . el número de lote. . la referencia comercial.		Atributos y medidas Longitud (Determinante para la Compra) (Especificar la longitud del catéter, expresado en cm.) Alto flujo (Especificar si o no) Composición (Tipo de material) Marcado centimétrico (Especificar si tiene marcas) Diámetro interno 1 luz (Determinante para la Compra) (Expresado en Gauge) Diámetro interno 2 luz (Determinante para la Compra) (Expresado en Gauge) Diámetro interno 3 luz (Determinante para la Compra) (Expresado en Gauge) Diámetro interno 4 luz (Determinante para la Compra) (Expresado en Gauge) Diámetro interno 5 luz (Determinante para la Compra) (Expresado en Gauge) Período de permanencia (Determinante para la Compra) (Especificar en meses) Composición desinfectante (Tipo de material) Diámetro externo del catéter (Determinante para la Compra) (Expresado en FR ó CH) Látex (Si o No)
	19	SU.PC.SANI.01.03.02.600000	E45697	CANULA COAXIAL PARA AGUJA BIOPSIA-Longitud:[0-200);Diámetro:[14-14,5);	Datos de la Ficha Técnica Indicaciones * Para localizar el sitio donde hay que realizar la toma de biopsia y, a través de la cánula, introducir la aguja de biopsia. Descripción * Cánula centrimetrada con pared fina, sólo un gauge mayor que la aguja de biopsia a utilizar. * Aguja interna punta trócar. * Con manipulador de plástico. Material * Acero inoxidable grado médico y material plástico. Medidas * Diferentes diámetros y longitudes. Envasado * Envase unitario estéril.* Con etiquetado en el que figure: . la denominación del artículo. . el método de esterilización utilizado. . la fecha de caducidad. . el número de lote. . la referencia comercial.* Presentación en cajas que no superen la cantidad de 100 unidades.		Atributos y medidas Longitud (Determinante para la Compra) (Expresado en mm) Diámetro (Determinante para la Compra) (Diámetro expresado en GAUGE) Composición (Tipo de material) Látex (Si o No)
	20	SU.PC.SANI.01.03.03.100000	F58163	AGUJA ASPIRACION MEDULA OSEA ESTERNAL O ILIACA LONGITUD VARIABLE-Diámetro:[15-15];Longitud variable:10-50;	Datos de la Ficha Técnica Indicaciones * Aspiración de médula ósea, a nivel de cresta ilíaca y/o esternón. Descripción * Aguja con punta biselada y mandril interno con sujeción durante la punción. * Mango ergonómico. Material * Acero inoxidable grado médico. * Cono de material plástico. Medidas * Diferentes diámetros y longitudes. Envasado * Envase unitario estéril.* Con etiquetado en el que figure: . la denominación del artículo. . el método de esterilización utilizado. . la fecha de caducidad. . el número de lote. . la referencia comercial		Atributos y medidas Diámetro (Determinante para la Compra) (Diámetro expresado en G) Longitud variable (Determinante para la Compra) (Especificar el rango de longitud variable de la aguja en mm.) Composición (Tipo de material) Longitud de la aguja (Expresado en mm) Limitación de profundidad (Si o No) Látex (Si o No)
	21	SU.PC.SANI.01.03.99.100002	F28750	LANCETA DE CORTE AUTOMATICA C/ SIST. PROTECCION / NEONATOS-Medida de corte:[2.50-2.50];BOLIGRAFO DE PUNCION ASOCIADO:no;	Datos de la Ficha Técnica Indicaciones * Para extracción de sangre capilar en recién nacidos y neonatos bajo peso. Descripción * Lanceta con punta tipo cuchilla que se acciona mediante presión. * Protección de la cuchilla. Material * Acero inoxidable de grado médico. Medidas * Aproximadamente: - De 0.8 a 1 mm de profundidad. - Anchura de incisión: de 1.70 a 2.50 mm Envasado * Envase con varias unidades estéries.* Con etiquetado en el que figure: . la denominación del artículo. . el método de esterilización utilizado. . la fecha de caducidad. . el número de lote.		Atributos y medidas Diámetro (Especificar diámetro de la aguja expresado en GAUGE) Medida de corte (Determinante para la Compra) (Especificar en mm la medida del corte) Composición (Tipo de material) Tipo de punta (Especificar tipo de insición.) Longitud de la aguja (Expresado en mm) BOLIGRAFO DE PUNCION ASOCIADO (Determinante para la Compra) ((SI o NO)) Látex (Si o No)
	22	SU.PC.SANI.01.03.04.300004	F72695	AGUJA AGUJA / CÁNULA INTRODUCCIÓN MARCADOR RECOLOCABLE-Diámetro de la aguja/cánula:[20-21);Longitud de la aguja/cánula:[90-120);Forma del marcador:Recto;	Datos de la Ficha Técnica Indicaciones * Para localizar y señalar las lesiones de mama no palpables a través de un marcador, previamente a una intervención quirúrgica, extracción de muestra de biopsia, tratamiento citostático o radiación, o localización original de un tumor para seguimiento, permitiendo la corrección de la posición en caso de error en su colocación. Descripción * Aguja con punta en forma de arpón doble. * Recolocable, pues el arpón permite la corrección del marcador en caso de error. * Presenta un sistema de sujeción para evitar que se desplace el marcador después de posicionado en la mama. * Hilo reforzado con doble trenzado para facilitar el acceso del cirujano. * Visible al ecógrafo. * Marcador visible a través de mamografía, ultrasonido y resonancia. * Diferentes formas de marcador: esférico, recto, tridimensional Material * Acero inoxidable grado médico. * Cono de material plástico. * Diferentes materiales de marcador: acero inoxidable, titanio, nitinol Medidas * Varias medidas. Envasado * Envase unitario estéril.* Con etiquetado en el que figure: . la denominación del artículo. . el método de esterilización utilizado. . la fecha de caducidad. . el número de lote. . la referencia comercial.		Atributos y medidas Diámetro de la aguja/cánula (Determinante para la Compra) (Diámetro expresado en G) Composición aguja (Tipo de material) TIPO DE PUNTA ((NOMENCLATURA)) Longitud de la aguja/cánula (Determinante para la Compra) (Expresado en mm) Látex (Si o No) Forma del marcador (Determinante para la Compra) (Especificar la forma del marcador)

	23	SU.PC.SANI.01.03.15.000010	F78028	EQ. CATETER ARTERIAL TECNICA SELDINGER-Longitud:[4-6];DIAMETRO EXT:[3-3];	Datos de la Ficha Técnica Indicaciones * Para cateterización arterial. Descripción * El equipo consta de: . catéter con aletas de fijación. . guía metálica . aguja metálica con punta biselada. Material * Catéter: poliuretano, polietileno * Dilatador de material plástico. * Guía metálica de acero inoxidable de grado médico. Medidas * Diferentes diámetros y longitudes. Envasado * Envase unitario estéril.* Con etiquetado en el que figure: . la denominación del artículo. . el método de esterilización utilizado. . la fecha de caducidad. . el número de lote. . la referencia comercial.		Atributos y medidas Longitud (Determinante para la Compra) (Especificar la longitud del catéter, expresado en cm.) DIAMETRO EXT (Determinante para la Compra) (Especificar en FR el diámetro externo del catéter.) COMPOSICIÓN (Especificar la composición del catéter.) LÁTEX (Especificar si el catéter tiene látex o no.)
	24	SU.PC.SANI.01.03.10.500004	F89117	EQ. CATETER IV LÍNEA MEDIA PERIFERICO TÉCNICA SELDINGER / 2 LUCES-LONGITUD DEL CATÉTER:[25-25];DIÁMETRO EXTERIOR:[4.5-4.5];PERIODO DE PERMANENCIA:Mayor de 1 mes;	Datos de la Ficha Técnica Indicaciones * Canalización media vías venosas periféricas. * No alcanza a implantarse en las proximidades de la aurícula Descripción * Equipo de cateterización mediante técnica seldinder para acceder a la circulación periférica con un catéter largo que no alcanza a implantarse en las proximidades de la aurícula. * Formado, entre otros componentes: - catéter radiopaco de dos luces, - guia, - aguja introductora ecogénica, - jeringa - introductor, - dispositivos de fijación, - bisturi de seguridad Material * Catéter de poliuretano, guía de nitinol y otros materiales. Medidas * Catéter de 20 a 25 cm y diferentes diámetros que van entre los 3 y 5 FR. Envasado * Envase unitario estéril. * Etiquetado en el que figure: . la denominación del artículo. . el método de esterilización utilizado. . las fechas de esterilizado y caducidad. . el número de lote. . la referencia comercial.		Atributos y medidas LONGITUD DEL CATÉTER (Determinante para la Compra) (Especificar la longitud del catéter en cm.) DIÁMETRO EXTERIOR (Determinante para la Compra) (Especificar en fr el diámetro exterior del catéter.) COMPOSICIÓN DEL CATÉTER (Especificar la composición del catéter.) PERIODO DE PERMANENCIA (Determinante para la Compra) (Especificar el periodo de permanencia del catéter.) LATEX (Especificar si el catéter contiene látex o no.) Nº DE VIAS (Especificar el nº de vías que tiene el catéter.)
	25	SU.PC.SANI.01.03.11.200009	E96979	EQ. CATETER CENTRAL TECNICA SELDINGER 1 LUZ/ LARGA DURACION Y ALTO FLUJO-Longitud:[40-80];Diámetro interno 1 luz:[18-18];Diámetro interno 2 luz:[0-0];Diámetro interno 3 luz:[0-0];Diámetro interno 4 luz:[0-0];Diámetro interno 5 luz:[0-0];Período de permane	atos de la Ficha Técnica Indicaciones * Para cateterización venosa central desde 30 días.* Para administrar medicación en tratamientos de larga duración e inyección de medios de contraste a flujos elevados. Descripción El equipo consta de: * Catéter de una vía con estilete rigido interno de alto flujo. * Conector con puerto de inyección. * Aguja introductora. * Tapones de inyección terminales. * Guía de acero inoxidable. * Microintroductor. * Escapelo. * Dispositivo de fijación. Material * Silicona, poliuretano o similar. Medidas * Diferentes diámetros y longitudes. Envasado * Envase unitario estéril.* Con etiquetado en el que figure:. la denominación del artículo.. el método de esterilización utilizado.. la fecha de caducidad.. el número de lote.. la referencia comercial.		Atributos y medidas Longitud (Determinante para la Compra) (Especificar la longitud del catéter, expresado en cm.) Alto flujo (Especificar si o no) Composición (Tipo de material) Marcado centimétrico (Especificar si tiene marcas) Diámetro interno 1 luz (Determinante para la Compra) (Expresado en Gauge) Diámetro interno 2 luz (Determinante para la Compra) (Expresado en Gauge) Diámetro interno 3 luz (Determinante para la Compra) (Expresado en Gauge) Diámetro interno 4 luz (Determinante para la Compra) (Expresado en Gauge) Diámetro interno 5 luz (Determinante para la Compra) (Expresado en Gauge) Período de permanencia (Determinante para la Compra) (Especificar en meses) Composición desinfectante (Tipo de material) Diámetro externo del catéter (Determinante para la Compra) (Expresado en FR ó CH) Látex (Si o No)
	26	SU.PC.SANI.01.03.04.300005	F57549	EQ. INTRODUCCIÓN MARCADOR SEMIAUTOMATICO-Diámetro de la aguja/cánula:[14-15];Longitud de la aguja/cánula:[120-150];Forma del marcador:Esférico;	Datos de la Ficha Técnica Indicaciones * Marcaje de tumores mamarios mediante Eco. * Marcador o coil visible a través de mamografía, ultrasonido y resonancia. * Diferentes formas de marcador: esférico, recto, tridimensional Descripción * Equipo compuesto por: - Coil especialmente diseñado para marcar tumores mamarios mediante ecografía y con sistema antimigración. - Diseño del mango para su uso mediante disparo con una sola mano, permitiendo el manejo del ecógrafo con la otra. Material * Aguja de acero inox. o aleación metálica. * Marcador o Coil de diferentes materiales: acero inoxidable, titanio, nitinol. Medidas * Varias medidas. Envasado * Envase unitario estéril.* Con etiquetado en el que figure: . la denominación del artículo. . el método de esterilización utilizado. . la fecha de caducidad. . el número de lote. . la referencia comercial.		Atributos y medidas Diámetro (Expresado en FR.ó CH) Diámetro de la aguja/cánula (Determinante para la Compra) (Diámetro expresado en G) Composición aguja (Tipo de material) TIPO DE PUNTA ((NOMENCLATURA)) Longitud de la aguja/cánula (Determinante para la Compra) (Expresado en mm) Látex (Si o No) Forma del marcador (Determinante para la Compra) (Especificar la forma del marcador)
	27	SU.PC.SANI.01.03.99.400000	F27875	DISPOSITIVO DE FIJACIÓN CATÉTER POR ANCLAJE-Diámetro del catéter:4.0;	Datos de la Ficha Técnica Indicaciones * Fijación de catéteres. Descripción * Dispositivo con patas de anclaje para fijación catéter al tejido subcutáneo Material * Poliuretano y nitinol Medidas * Diferentes diámetros 3 x 2.6 cm y 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Fr de diámetro Envasado * Envase unitario estéril. * Etiquetado en el que figure: . la denominación del artículo. . el método de esterilización utilizado. . las fechas de esterilizado y caducidad. . el número de lote. . la referencia comercial.		Atributos y medidas LÁTEX (Especificar si contiene látex o no.) Diámetro del catéter (Determinante para la Compra) (Especificar en fr el diámetro de fijación del catéter.)
	28	SU.PC.SANI.01.03.11.000000	E65470	CATETER CENTRAL EPICUTANEO CON GUIA / LARGA DURACION-Longitud:[0-30];Período de permanencia:1 a 3 meses;Diámetro interno 1ª luz:[28-28];Diámetro interno 2ª luz:[0-0];	Datos de la Ficha Técnica Indicaciones * Para cateterización venosa central más de 3 semanas. Descripción * Catéter intravenoso radio-opaco con marcado centimétrico. * Con aguja de punción pelable. * Con mandril. Material * Catéter: Poliuretano (PUR) o silicona. * Mandril: Acero inoxidable... Medidas * Diferentes diámetros y longitudes. Envasado * Envase unitario estéril. Con etiquetado en el que figure:. la denominación del artículo.. el método de esterilización utilizado.. la fecha de caducidad.. el número de lote.. la referencia comercial.		Atributos y medidas Longitud (Determinante para la Compra) (Expresado en cm.) Diámetro externo (Expresado en FR) Composición (Tipo de material) Aletas de fijación (Especificar si posee) Período de permanencia (Determinante para la Compra) (Especificar en meses) Diámetro interno 1ª luz (Determinante para la Compra) (Expresado en GAUGE) Diámetro interno 2ª luz (Determinante para la Compra) (Expresado en GAUGE) Látex (Si o No)
	29	SU.PC.SANI.01.03.99.400000	F50303	DISPOSITIVO DE FIJACIÓN CATÉTER POR ANCLAJE-Diámetro del catéter:5.0;	Datos de la Ficha Técnica Indicaciones * Fijación de catéteres. Descripción * Dispositivo con patas de anclaje para fijación catéter al tejido subcutáneo Material * Poliuretano y nitinol Medidas * Diferentes diámetros 3 x 2.6 cm y 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Fr de diámetro Envasado * Envase unitario estéril. * Etiquetado en el que figure: . la denominación del artículo. . el método de esterilización utilizado. . las fechas de esterilizado y caducidad. . el número de lote. . la referencia comercial.		Atributos y medidas LÁTEX (Especificar si contiene látex o no.) Diámetro del catéter (Determinante para la Compra) (Especificar en fr el diámetro de fijación del catéter.)
	30	SU.PC.SANI.01.03.05.000001	E72041	AGUJA ECOGENICA P/ BLOQUEO ANESTESICO /con linea-Diámetro:[22-22];Long. de la aguja:[35-50];	Datos de la Ficha Técnica Indicaciones * Bloqueo nervioso mediante electroestimulación. Descripción * aguja recubierta de teflón con electrodo en la punta * con marcas de profundidad y ecogénicas * Punta atraumática y biselada * Con line de infusión Material * Acero inoxidable * Recubrimiento de teflón Medidas * Varias medidas de diámetro y long. Envasado * Unitario y esteril donde aparezca: - Ref. del producto - Nombre comercial - Nº de lote - Método de esterilización - Fecha de caducidad		Atributos y medidas Diámetro (Determinante para la Compra) (Diámetro de la aguja expresado en Gauges) Long. de la aguja (Determinante para la Compra) (Long de la aguja expresado en mm) Angulación bisel (Especificar la angulación en grados del bisel)
	31	SU.PC.SANI.01.03.99.900000	E92373	CABLE ECG PARA CONTROL DE POSICIÓN DE CATÉTER VENOSO CENTRAL-GC	Datos de la Ficha Técnica Indicaciones * Indicado para la guía y posicionamiento de los catéteres venosos centrales. * Proporciona información de la colocación del extremo distal del catéter en el momento de la cateterización, utilizando la actividad eléctrica cardiaca del paciente. * Sistema de verificación alternativo a la confirmación radiológica. Descripción * Cable conductor que tiene en un extremo un conector tipo ECG para conexión al dispositivo y en el otro extremo, un terminal con dos conexiones luer: hembra para colocar la jeringa con suero salino y macho para conectar al catéter central. Utilizando la señal ECG intraauricular, se confirma la posición de la punta del catéter. Material * Material plástico y metálico. Medidas * Estándar Envasado * Envase unitario estéril.* Con etiquetado en el que figure: . la denominación del artículo. . el método de esterilización utilizado. . la fecha de caducidad. . el número de lote. . la referencia comercial		

	32	SU.PC.SANI.01.03.20.203000	F18550	EQ. CATETER PERICARDIOCENTESIS DE EMERGENCIA-Diámetro:[12-12];Longitud : [25-50);	Datos de la Ficha Técnica Indicaciones * Para punción quirúrgica del pericardio en situaciones de emergencia. Descripción * El equipo consta de: . catéter con extremo distal tipo Pigtail o recto. . dilatador. . jeringa y agujas. . guía de 0.035". . cable con 2 conexiones de cocodrilo. . llave de 3 vías. . bolsa de drenaje. Material * Catéter de material plástico. * Guía y aguja de acero inoxidable grado médico. Medidas * Diferentes diámetros. Envasado * Envase unitario estéril.* Con etiquetado en el que figure: . la denominación del artículo. . el método de esterilización utilizado. . la fecha de caducidad. . el número de lote. . la referencia comercial.		Atributos y medidas Diámetro (Determinante para la Compra) (Diámetro expresado en GAUGE) Composición (Tipo de material) Longitud (Determinante para la Compra) (Expresado en cm) Tamaño (Especificar) Látex (Si o No)
	33	SU.PC.SANI.01.03.11.300023	E73808	EQ. CATETER CENTRAL TECNICA SELDINGER 2 LUZ/ LARGA DURACION Y ALTO FLUJO-Longitud:[40-80);Diámetro interno 1 luz:[18-18];Diámetro interno 2 luz:[18-18];Diámetro interno 3 luz:[0-0];Diámetro interno 4 luz:[0-0];Diámetro interno 5 luz:[0-0];Período de perma	Datos de la Ficha Técnica Indicaciones * Para cateterización venosa central desde 30 días.* Para administrar medicación en tratamientos de larga duración e inyección de medios de contraste a flujos elevados. Descripción El equipo consta de: * Catéter de dos vías con estilete rigido interno de alto flujo. * Conector con puerto de inyección. * Aguja introductora. * Tapones de inyección terminales. * Guía de acero inoxidable. * Microintroductor. * Escapelo. * Dispositivo de fijación. Material * Silicona, poliuretano o similar. Medidas * Diferentes diámetros y longitudes. Envasado * Envase unitario estéril.* Con etiquetado en el que figure:. la denominación del artículo.. el método de esterilización utilizado.. la fecha de caducidad.. el número de lote.. la referencia comercial		Atributos y medidas Longitud (Determinante para la Compra) (Especificar la longitud del catéter, expresado en cm.) Alto flujo (Especificar si o no) Composición (Tipo de material) Marcado centimétrico (Especificar si tiene marcas) Diámetro interno 1 luz (Determinante para la Compra) (Expresado en Gauge) Diámetro interno 2 luz (Determinante para la Compra) (Expresado en Gauge) Diámetro interno 3 luz (Determinante para la Compra) (Expresado en Gauge) Diámetro interno 4 luz (Determinante para la Compra) (Expresado en Gauge) Diámetro interno 5 luz (Determinante para la Compra) (Expresado en Gauge) Período de permanencia (Determinante para la Compra) (Especificar en meses) Composición desinfectante (Tipo de material) Diámetro externo del catéter (Determinante para la Compra) (Expresado en FR ó CH) Látex (Si o No)
	34	SU.PC.SANI.01.03.11.400014	D53505	EQ. CATETER CENTRAL TECNICA SELDINGER 3 LUCES-Longitud:[40-80);Diámetro interno 1 luz:[18-18];Diámetro interno 2 luz:[18-18];Diámetro interno 3 luz:[16-16];Diámetro interno 4 luz:[0-0];Diámetro interno 5 luz:[0-0];Período de permanencia:< 1 mes;Diámetro e	Datos de la Ficha Técnica Indicaciones * Para cateterización venosa central, según la técnica de Seldinger (con guía). Descripción * El equipo consta de: . catéter de tres luces con conexiónes luer-lock. . guía introductora. . aguja de punción tipo trócar . . dilatador. Material * Catéter y dilatador de material plástico. * Guía metálica de acero inoxidable de grado médico. Medidas * Diferentes diámetros y longitudes. Envasado * Envase unitario estéril.* Con etiquetado en el que figure: . la denominación del artículo. . el método de esterilización utilizado. . la fecha de caducidad. . el número de lote. . la referencia comercial.		Atributos y medidas Longitud (Determinante para la Compra) (Especificar la longitud del catéter, expresado en cm.) Alto flujo (Especificar si o no) Composición (Tipo de material) Marcado centimétrico (Especificar si tiene marcas) Diámetro interno 1 luz (Determinante para la Compra) (Expresado en Gauge) Diámetro interno 2 luz (Determinante para la Compra) (Expresado en Gauge) Diámetro interno 3 luz (Determinante para la Compra) (Expresado en Gauge) Diámetro interno 4 luz (Determinante para la Compra) (Expresado en Gauge) Diámetro interno 5 luz (Determinante para la Compra) (Expresado en Gauge) Período de permanencia (Determinante para la Compra) (Especificar en meses) Composición desinfectante (Tipo de material) Diámetro externo del catéter (Determinante para la Compra) (Expresado en FR ó CH) Látex (Si o No)

DATOS A CUMPLIMENTAR POR EL LICITADOR EN LA FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO COMÚN A TODAS LAS OFERTAS:
Denominación comercial
CIP
Ref. Fabricante
Proveedor
Referencia Distribuidor
Factor de Equivalencia A cuántos XXXXX equivale 1 Unidades (Piezas)
Datos de la Ficha Técnica
Indicaciones * (Introduzca las Indicaciones)
Descripción * (Introduzca la Descripción)
Material * (Introduzca el Material)
Envasado * (Introduzca el Envasado)