
INFORME TÉCNICO RELATIVO A LA VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS ESTABLECIDOS EN EL EXPEDIENTE 0000526/2024 de SUMINISTRO DE TRACTO SUCESIVO Y POR PRECIO UNITARIO MEDIANTE ACUERDO MARCO DE CATÉTERES CORTOS PERIFÉRICOS CON DESTINO A LOS CENTROS SANITARIOS DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA, PERTENECIENTES AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD.

Objeto del presente Informe es la valoración de las ofertas que se han presentado para participar en la licitación del Expediente **0000526/2024 de SUMINISTRO DE TRACTO SUCESIVO Y POR PRECIO UNITARIO MEDIANTE ACUERDO MARCO DE CATÉTERES CORTOS PERIFÉRICOS CON DESTINO A LOS CENTROS SANITARIOS DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA, PERTENECIENTES AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD** el cual se tramita mediante el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del Acuerdo Marco con una única empresa, por lotes y agrupaciones de lotes, por el que se fijan las condiciones para el suministro de tracto sucesivo, mediante procedimiento abierto, de conformidad con lo previsto en el artículo 219 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Se ha puesto a disposición de la Comisión Técnica Específica designada para la elaboración del presente informe, la documentación técnica y muestras aportadas por los licitadores al expediente, tras la apertura en Mesa de Contratación:

Los miembros que constituyen la citada Comisión Técnica que asisten son:

NOMBRE	CENTRO	PUESTO	FIRMA
Javier de la Morena Domínguez	CPC de Málaga	Coordinador Recursos Materiales	
Rocío Moreno García	HRUM	Enfermero Recursos materiales	
Vanesa Rebollo Pérez	HUVV	Supervisora Onco-hematología	
Juan Antonio Rodríguez Silva	HCS	Enfermero Recursos Materiales	
Elisa Ramos Diaz	AGSS	Enfermera Coordinadora de RRMM	

Las empresas admitidas a la Licitación son las que se relacionan a continuación:

AMEVISA S.A.
B. BRAUN MEDICAL S.A.
GARRIC MEDICA S.L.
IBERIAN CARE 2016 S.L.
KRAPE S.A.
TECNOMEDICA ANDALUZA SCA

En **Anexo I** del presente Informe se han incluido todas las ofertas presentadas por las empresas admitidas a licitación y se describen de forma detallada la valoración individualizada a cada uno de las ofertas presentadas.
Conforme a lo establecido en el Pliego Específico de Cláusulas Administrativas Particulares y en el de Prescripciones Técnicas que rigen la presente contratación, la valoración se realiza como se detalla a continuación:

- La Comisión Técnica procederá a comprobar el cumplimiento de los requisitos de ámbito CIP, en su caso, y de índole objetivos establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
- Asimismo, las ofertas deben alcanzar en la valoración una **puntuación mínima de 20 puntos** que tendrán carácter de umbral funcional mínimo

Para que conste a los efectos oportunos, se expide el presente **INFORME TÉCNICO DE VALORACIÓN DE CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS** del expediente **0000526/2024 de SUMINISTRO DE TRACTO SUCESIVO Y POR PRECIO UNITARIO MEDIANTE ACUERDO MARCO DE CATÉTERES CORTOS PERIFÉRICOS CON DESTINO A LOS CENTROS SANITARIOS DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA, PERTENECIENTES AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD** se firma por los miembros de la Comisión Técnica, en Málaga, en la fecha de la firma:

En Málaga, a 23 de julio 2024

CRITERIOS DE VALORACIÓN NO AUTOMÁTICOS: 40 PUNTOS

Calidad: De 0 a 12 puntos
Calidad de los materiales, resistencia a la rotura, suavidad para deslizar la aguja dentro del catéter. Flexibilidad del catéter, memoria y quincado. Calidad y estanqueidad de la conexión.
Seguridad: De 0 a 10 puntos
La ausencia de riesgo asociada a los productos en todas sus dimensiones, caracterIsticas que se aprecie que suponen un riesgo para el paciente o el profesional. Seguridad de la activación del sistema de seguridad.
Ergonomía: De 0 a 10 puntos
Facilidad y comodidad de uso. Aspectos tales como, forma, aletas, salientes, aristas u otros que faciliten o dificulten su manejo, sujeción y agarre. Facilidad de posicionamiento, fijación, etc.
Envasado y Etiquetado: De 0 a 5 puntos
Protección del Producto: calidad del envasado para asegurar que ofrece protección adecuada contra daños y contaminación antes de su uso. Eficiencia de espacio en el almacenamiento.
Información y Etiquetado: precisión y la facilidad de comprensión de la información proporcionada en el etiquetado, incluyendo especificaciones del producto, instrucciones de uso, fecha de caducidad, y recomendaciones de almacenamiento.
Sostenibilidad y medio ambiente: De 0 a 3 puntos
Considerar el impacto ambiental del producto y del proceso de fabricación. Productos con menor huella ecológica.

Ag	Lts	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	GC	DENOMINACIÓN GC	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS	PROVEEDOR	NOMBRE COMERCIAL	REFERENCIA	CIP	CUMPLE PPT	PUNTOS	SUPERA UMBRAL	VALORACIÓN LOTES
1	1	SU.PC.SANI.01.03.10.100006	B38363	CATÉTER I.V. PERIFERICO CON SISTEMA DE SEGURIDAD-Longitud:[10-40];Diámetro :[18-18];	• Conexiones y asidero diseñados ergonómicamente para permitir técnica de punción con una sola mano. • Cámara de visualización transparente para detección de reflujo sanguíneo. • Indicador de la posición del bisel. • Identificación de calibre según código internacional de color. • Radiopaco. • Conexiones de seguridad luer-lock. • Libre de látex y DEHP. • Sin aletas de fijación y sin puerto de acceso. • Sistema de seguridad que cubra de forma pasiva el bisel del catéter, sin cilindro para alojar la aguja, irreversible una vez activado. • Material poliuretano. • Información del etiquetado en castellano.	AMEVISA S.A.	HARSORIA	47188130MY	100154296741				Presenta en el sobre 2 el certificado de cumplimiento de la normativa MDR, lo que corresponde a un criterio de valoración, con 10 puntos de forma directa. No se valora.
	2		B50494	CATÉTER I.V. PERIFERICO CON SISTEMA DE SEGURIDAD-Longitud:(10-40]; Diámetro: [16-16];			HARSORIA	47166430HU	100165806915				
	3		B38829	CATÉTER I.V. PERIFERICO CON SISTEMA DE SEGURIDAD-Longitud:(40-60];Diámetro :[14-14];			HARSORIA	47146530HU	100165806713				
	4		B39196	CATÉTER I.V. PERIFERICO CON SISTEMA DE SEGURIDAD-Longitud:[10-40];Diámetro :[24-24];			HARSORIA	47245430MY	100154326158				
	5		B39199	CATÉTER I.V. PERIFERICO CON SISTEMA DE SEGURIDAD-Longitud:[10-40];Diámetro :[20-20];			HARSORIA	47207430MY	100154325946				
	6		B39200	CATÉTER I.V. PERIFERICO CON SISTEMA DE SEGURIDAD-Longitud:[10-40];Diámetro :[22-22];			HARSORIA	47225330MY	100154326057				
	7		B52831	CATÉTER I.V. PERIFERICO CON SISTEMA DE SEGURIDAD-Longitud:(40-60];Diámetro :[16-16];			HARSORIA	47167730HU	100165807026				
	1		B38363	CATÉTER I.V. PERIFERICO CON SISTEMA DE SEGURIDAD-Longitud:[10-40];Diámetro :[18-18];		B. BRAUN MEDICAL S.A.	Introcan safety g18 1,3x32 mm-pur	4251687-01	100013683516	SI	37	SI	De las muestras y documentación aportada se observa que: **Calidad: De 0 a 12 puntos** Se aprecia robusto y resistente, la aguja desliza con mucha suavidad dentro del catéter. El catéter es muy flexible, no se quinca ni presenta memoria. Presenta un reborde que completa la circunferencia para su conexión al luer lock de la llave de tres pasos, lo que asegura una conexión estanca y segura, que evita salidas accidentales. ***12 puntos*** **Seguridad: De 0 a 10 puntos** El sistema de seguridad se activa de forma pasiva, sin notar interrupciones, ni resistencias. Con una doble pestaña inviolable. Presenta unos flujos de administración muy elevados, especialmente en los calibres altos, que son, precisamente los utilizados para infundir grandes cantidades de líquidos en poco tiempo, en pacientes críticos. ***10 puntos*** **Ergonomía: De 0 a 10 puntos** Fácil de usar, presenta una zona de agarre con forma cuadrada que facilita el agarre, se separa el catéter de forma fácil y muy fluida con una sola mano, presenta una pestaña para indicación de posicionamiento del bisel fácilmente identificable y de tamaño adecuado para facilitar la canalización con una mano. Tamaño pequeño y compacto que facilita el manejo durante la inserción y la fijación. ***10 puntos*** **Envasado y Etiquetado: De 0 a 5 puntos** El envasado protege de forma adecuada el artículo. Es un envase flexible, permite almacenarse en un carro de parada o curas que disponga de un cajón algo más pequeño del tamaño que tiene el envase. Presenta código de colores del calibre en el reverso, con el calibre en número grande y muy fácilmente identificable, lo que evita errores al tomar un catéter del casillero. Lote, referencia, flujo de infusión y fecha de caducidad fácilmente identificable. Fácil pelabilidad. ***5 puntos*** **Sostenibilidad y medio ambiente: De 0 a 3 puntos** No presenta información que permita valorar el impacto ambiental de producto y del proceso de fabricación. ***0 puntos*** Por todo ello, esta comisión propone otorgar a esta mercantil ***la puntuación de 37 puntos.***
	2		B50494	CATÉTER I.V. PERIFERICO CON SISTEMA DE SEGURIDAD-Longitud:(10-40]; Diámetro: [16-16];			Introcan safety g16 1.7x32 mm pur	4251709-01	100102945855				
	3		B38829	CATÉTER I.V. PERIFERICO CON SISTEMA DE SEGURIDAD-Longitud:(40-60];Diámetro :[14-14];			Introcan safety g14 2,2x50 mm-pur	4251717-01	100013683718				
	4		B39196	CATÉTER I.V. PERIFERICO CON SISTEMA DE SEGURIDAD-Longitud:[10-40];Diámetro :[24-24];			Gama Introcan safety g24	INTROCAN SAFETY G24 0,7X19 MM-PUR	100013683112				
	5		B39199	CATÉTER I.V. PERIFERICO CON SISTEMA DE SEGURIDAD-Longitud:[10-40];Diámetro :[20-20];			Gama Introcan safety g20	4251644-01 INTROCAN SAFETY G20 1,1X32 MM-PUR	100013683314				
	6		B39200	CATÉTER I.V. PERIFERICO CON SISTEMA DE SEGURIDAD-Longitud:[10-40];Diámetro :[22-22];			Introcan safety g22 0,9x25 mm-pur	4251628-01	100013683213				
	7		B52831	CATÉTER I.V. PERIFERICO CON SISTEMA DE SEGURIDAD-Longitud:(40-60];Diámetro :[16-16];			Introcan safety g16 1,7x50 mm-pu	4251695-01	100013683617				

Junta de Andalucía
Consejería de Salud y Consumo
Servicio Andaluz de Salud
Hospital Universitario Regional de Málaga
Dirección Central Provincial de Compras de Málaga
2

CRITERIOS DE VALORACIÓN NO AUTOMÁTICOS: 40 PUNTOS

Calidad: De 0 a 12 puntos
Calidad de los materiales, resistencia a la rotura, suavidad para deslizar la aguja dentro del catéter. Flexibilidad del catéter, memoria y quincado. Calidad y estanqueidad de la conexión.
Seguridad: De 0 a 10 puntos
La ausencia de riesgo asociada a los productos en todas sus dimensiones, caracterIsticas que se aprecie que suponen un riesgo para el paciente o el profesional. Seguridad de la activación del sistema de seguridad.
Ergonomia: De 0 a 10 puntos
Facilidad y comodidad de uso. Aspectos tales como, forma, aletas, salientes, aristas u otros que faciliten o dificulten su manejo, sujeción y agarre. Facilidad de posicionamiento, fijación, etc.
Envasado y Etiquetado: De 0 a 5 puntos
Protección del Producto: calidad del envasado para asegurar que ofrece protección adecuada contra daños y contaminación antes de su uso. Eficiencia de espacio en el almacenamiento.
Información y Etiquetado: precisión y la facilidad de comprensión de la información proporcionada en el etiquetado, incluyendo especificaciones del producto, instrucciones de uso, fecha de caducidad, y recomendaciones de almacenamiento.
Sostenibilidad y medio ambiente: De 0 a 3 puntos
Considerar el impacto ambiental del producto y del proceso de fabricación. Productos con menor huella ecológica.

Ag	Lts	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	GC	DENOMINACIÓN GC	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS	PROVEEDOR	NOMBRE COMERCIAL	REFERENCIA	CIP	CUMPLE PPT	PUNTOS	SUPERA UMBRAL	VALORACIÓN LOTES
1	1	SU.PC.SANI.01.03.10.100006	B38363	CATÉTER I.V. PERIFERICO CON SISTEMA DE SEGURIDAD-Longitud:[10-40];Diámetro :[18-18];	• Conexiones y asidero diseñados ergonómicamente para permitir técnica de punción con una sola mano. • Cámara de visualización transparente para detección de reflujo sanguíneo. • Indicador de la posición del bisel. • Identificación de calibre según código internacional de color. • Radiopaco. • Conexiones de seguridad luer-lock. • Libre de látex y DEHP. • Sin aletas de fijación y sin puerto de acceso. • Sistema de seguridad que cubra de forma pasiva el bisel del catéter, sin cilindro para alojar la aguja, irreversible una vez activado. • Material poliuretano. • Información del etiquetado en castellano.	GARRIC MEDICA S.L.	Catéter periférico de seguridad pasiva polywin adva18g x 32 mm.	11334	100165902086	SI	10	NO	De las muestras y documentación aportada se observa que: **Calidad: De 0 a 12 puntos** La aguja al deslizar se nota rozamiento dentro del catéter, especialmente en calibres mayores que es bastante notable. Catéter rígido, poco flexible. Punta traumática. El último cuarto del catéter, por la parte distal presenta mayor rigidez que el resto del catéter, lo que hace que en el cambio de rigidez tenga un punto de quincado. Se quinca fácilmente y mantiene la memoria de la deformación. Presenta un reborde con dos pequeñas pestañas para su conexión al luer lock de la llave de tres pasos, lo que pudiera ocasionar desconexiones accidentales. ***3 puntos*** **Seguridad: De 0 a 10 puntos** El sistema de seguridad con cuerpo de plástico, en calibres pequeños es plástico, en calibres grandes hay partes de metal, se activa de forma pasiva, notando una pequeña interrupción a la activación. Con una única pestaña, en el calibre 16 se ha detectado que según como se encuentre el bisel, la pestaña no activa la seguridad, lo que puede ocasionar un riesgo grave para el trabajador. Presenta unos flujos de administración moderados, lo que precisa más tiempo que en otras ofertas para infundir líquidos en poco tiempo, lo que es especialmente importante en pacientes críticos. ***2 puntos*** **Ergonomia: De 0 a 10 puntos** La zona de agarre es grande y aparatosa, lo que lo hace difícil de manejar y resta sensibilidad a la hora de la canalización. La aguja se separa el catéter de forma poco fluida con una sola mano, notando una pequeña resistencia. Presenta una pestaña para indicación de posicionamiento del bisel fácilmente identificable y de tamaño adecuado para facilitar la canalización con una mano. ***3 puntos*** **Envasado y Etiquetado: De 0 a 5 puntos** El envasado protege de forma adecuada el artículo, pero es un envase rígido, no cabe en un carro de parada o curas que disponga de un cajón algo más pequeño del tamaño que tiene el envase. Presenta código de colores del calibre en el reverso, con el calibre en número grande y muy fácilmente identificable. El calibre en número es pequeño y difícilmente identificable, lo que evita , de forma moderada, errores al tomar un catéter del casillero. Lote, referencia, flujo de infusión y fecha de caducidad fácilmente identificable. Envase de difícil apertura, pestaña muy pequeña. ***2 puntos*** **Sostenibilidad y medio ambiente: De 0 a 3 puntos** No presenta información que permita valorar el impacto ambiental de producto y del proceso de fabricación. ***0 puntos*** Por todo ello, esta comisión propone otorgar a esta mercantil ***la puntuación de 10 puntos.***
	2		B50494	CATÉTER I.V. PERIFERICO CON SISTEMA DE SEGURIDAD-Longitud:(10-40]; Diámetro: [16-16];			Catéter periférico de seguridad pasiva tip safe 16g x 32 mm.	TSTU11632	100165904501				
	3		B38829	CATÉTER I.V. PERIFERICO CON SISTEMA DE SEGURIDAD-Longitud:(40-60];Diámetro :[14-14];			Catéter periférico de seguridad pasiva polywin adva 14g x 45 mm.	11330	100164907439				
	4		B39196	CATÉTER I.V. PERIFERICO CON SISTEMA DE SEGURIDAD-Longitud:[10-40];Diámetro :[24-24];			Catéter periférico de seguridad pasiva polywin adva 24g x 19 mm.	11337	100165902389				
	5		B39199	CATÉTER I.V. PERIFERICO CON SISTEMA DE SEGURIDAD-Longitud:[10-40];Diámetro :[20-20];			Catéter periférico de seguridad pasiva polywin adva 20g x 32 mm.	11335	100165902187				
	6		B39200	CATÉTER I.V. PERIFERICO CON SISTEMA DE SEGURIDAD-Longitud:[10-40];Diámetro :[22-22];			Catéter periférico de seguridad pasiva polywin adva 22g x 25 mm.	11336	100165902288				
	7		B52831	CATÉTER I.V. PERIFERICO CON SISTEMA DE SEGURIDAD-Longitud:(40-60];Diámetro :[16-16];			Catéter periférico de seguridad pasiva polywin adva 16g x 45 mm.	11331	100165901874				

Junta de Andalucía
Consejería de Salud y Consumo
Servicio Andaluz de Salud
Hospital Universitario Regional de Málaga
Dirección Central Provincial de Compras de Málaga
2

CRITERIOS DE VALORACIÓN NO AUTOMÁTICOS: 40 PUNTOS

Calidad: De 0 a 12 puntos
Calidad de los materiales, resistencia a la rotura, suavidad para deslizar la aguja dentro del catéter. Flexibilidad del catéter, memoria y quincado. Calidad y estanqueidad de la conexión.
Seguridad: De 0 a 10 puntos
La ausencia de riesgo asociada a los productos en todas sus dimensiones, características que se aprecie que suponen un riesgo para el paciente o el profesional. Seguridad de la activación del sistema de seguridad.
Ergonomía: De 0 a 10 puntos
Facilidad y comodidad de uso. Aspectos tales como, forma, aletas, salientes, aristas u otros que faciliten o dificulten su manejo, sujeción y agarre. Facilidad de posicionamiento, fijación, etc.
Envasado y Etiquetado: De 0 a 5 puntos
Protección del Producto: calidad del envasado para asegurar que ofrece protección adecuada contra daños y contaminación antes de su uso. Eficiencia de espacio en el almacenamiento.
Información y Etiquetado: precisión y la facilidad de comprensión de la información proporcionada en el etiquetado, incluyendo especificaciones del producto, instrucciones de uso, fecha de caducidad, y recomendaciones de almacenamiento.
Sostenibilidad y medio ambiente: De 0 a 3 puntos
Considerar el impacto ambiental del producto y del proceso de fabricación. Productos con menor huella ecológica.

Ag	Lts	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	GC	DENOMINACIÓN GC	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS	PROVEEDOR	NOMBRE COMERCIAL	REFERENCIA	CIP	CUMPLE PPT	PUNTOS	SUPERA UMBRAL	VALORACIÓN LOTES
1	1	SU.PC.SANI.01.03.10.100006	B38363	CATÉTER I.V. PERIFERICO CON SISTEMA DE SEGURIDAD-Longitud:[10-40];Diámetro :[18-18];	• Conexiones y asidero diseñados ergonómicamente para permitir técnica de punción con una sola mano. • Cámara de visualización transparente para detección de reflujo sanguíneo. • Indicador de la posición del bisel. • Identificación de calibre según código internacional de color. • Radiopaco. • Conexiones de seguridad luer-lock. • Libre de látex y DEHP. • Sin aletas de fijación y sin puerto de acceso. • Sistema de seguridad que cubra de forma pasiva el bisel del catéter, sin cilindro para alojar la aguja, irreversible una vez activado. • Material poliuretano. • Información del etiquetado en castellano.	IBERIAN CARE 2016 S.L.	Cánula IV de seguridad pasiva con catéter, sin alas, sin puerto de inyección 18G 32mm (Nusaf cath type)	47188130HU	100159246741	SI	22	SI	De las muestras y documentación aportada se observa que: **Calidad: De 0 a 12 puntos** Se aprecia robusto y resistente, la aguja al deslizar se nota rozamiento dentro del catéter, especialmente en calibres mayores que es bastante notable. El catéter es bastante flexible, no se quinca fácilmente, no presenta memoria. Presenta un reborde con dos pequeñas pestañas para su conexión al luer lock de la llave de tres pasos, lo que pudiera ocasionar desconexiones accidentales. ***7 puntos*** **Seguridad: De 0 a 10 puntos** El sistema de seguridad se activa de forma pasiva, notando una pequeña interrupción a la activación. Con una doble pestaña inviolable. Presenta unos flujos de administración moderados, lo que precisa más tiempo que en otras ofertas para infundir líquidos en poco tiempo, lo que es especialmente importante en pacientes críticos. ***6 puntos*** **Ergonomía: De 0 a 10 puntos** Fácil de usar, presenta una zona de agarre con forma cuadrada que facilita el agarre, se separa el catéter de forma poco fluida con una sola mano, notando una pequeña resistencia. Presenta una pestaña para indicación de posicionamiento del bisel fácilmente identificable y de tamaño adecuado para facilitar la canalización con una mano. Tamaño pequeño y compacto que facilita el manejo durante la inserción y la fijación. ***7 puntos*** **Envasado y Etiquetado: De 0 a 5 puntos** El envasado protege de forma adecuada el artículo. Es un envase flexible, permite almacenarse en un carro de parada o curas que disponga de un cajón algo más pequeño del tamaño que tiene el envase. Permite ver el código de colores del calibre únicamente al ver el color del catéter por el anverso, que es traslucido, el reverso del envase es igual en todos los calibres. El calibre en número es pequeño y dificilmente identificable, lo que facilita que se produzcan errores al tomar un catéter del casillero. Lote, referencia, flujo de infusión y fecha de caducidad fácilmente identificable. Fácil pelabilidad. ***2 puntos*** **Sostenibilidad y medio ambiente: De 0 a 3 puntos** No presenta información que permita valorar el impacto ambiental de producto y del proceso de fabricación. ***0 puntos*** Por todo ello, esta comisión propone otorgar a esta mercantil ***la puntuación de 22 puntos.***
	2		B50494	CATÉTER I.V. PERIFERICO CON SISTEMA DE SEGURIDAD-Longitud:(10-40]; Diámetro: [16-16];			Cánula IV de seguridad pasiva con catéter, sin alas, sin puerto de inyección 16G 30mm (Nusaf cath type)	47166430HU	100160192000				
	3		B38829	CATÉTER I.V. PERIFERICO CON SISTEMA DE SEGURIDAD-Longitud:(40-60];Diámetro :[14-14];			Cánula IV de seguridad pasiva con catéter, sin alas, sin puerto de inyección 14G 45mm (Nusaf cath type)	47146530HU	100160298676				
	4		B39196	CATÉTER I.V. PERIFERICO CON SISTEMA DE SEGURIDAD-Longitud:[10-40];Diámetro :[24-24];			Cánula IV de seguridad pasiva con catéter, sin alas, sin puerto de inyección 24G 19mm (Nusaf cath type)	47245430HU	100159257853				
	5		B39199	CATÉTER I.V. PERIFERICO CON SISTEMA DE SEGURIDAD-Longitud:[10-40];Diámetro :[20-20];			Cánula IV de seguridad pasiva con catéter, sin alas, sin puerto de inyección 20G 32mm (Nusaf cath type)	47207430HU	100159257651				
	6		B39200	CATÉTER I.V. PERIFERICO CON SISTEMA DE SEGURIDAD-Longitud:[10-40];Diámetro :[22-22];			Cánula IV de seguridad pasiva con catéter, sin alas, sin puerto de inyección 22G 25mm (Nusaf cath type)	47225330HU	100159247054				
	7		B52831	CATÉTER I.V. PERIFERICO CON SISTEMA DE SEGURIDAD-Longitud:(40-60];Diámetro :[16-16];			Cánula IV de seguridad pasiva con catéter, sin alas, sin puerto de inyección 16G 45mm (Nusaf cath type)	47167730HU	100160192606				

Junta de Andalucía
Consejería de Salud y Consumo
Servicio Andaluz de Salud
Hospital Universitario Regional de Málaga
Dirección Central Provincial de Compras de Málaga
2

CRITERIOS DE VALORACIÓN NO AUTOMÁTICOS: 40 PUNTOS

Calidad: De 0 a 12 puntos
Calidad de los materiales, resistencia a la rotura, suavidad para deslizar la aguja dentro del catéter. Flexibilidad del catéter, memoria y quincado. Calidad y estanqueidad de la conexión.
Seguridad: De 0 a 10 puntos
La ausencia de riesgo asociada a los productos en todas sus dimensiones, características que se aprecie que suponen un riesgo para el paciente o el profesional. Seguridad de la activación del sistema de seguridad.
Ergonomía: De 0 a 10 puntos
Facilidad y comodidad de uso. Aspectos tales como, forma, aletas, salientes, aristas u otros que faciliten o dificulten su manejo, sujeción y agarre. Facilidad de posicionamiento, fijación, etc.
Envasado y Etiquetado: De 0 a 5 puntos
Protección del Producto: calidad del envasado para asegurar que ofrece protección adecuada contra daños y contaminación antes de su uso. Eficiencia de espacio en el almacenamiento.
Información y Etiquetado: precisión y la facilidad de comprensión de la información proporcionada en el etiquetado, incluyendo especificaciones del producto, instrucciones de uso, fecha de caducidad, y recomendaciones de almacenamiento.
Sostenibilidad y medio ambiente: De 0 a 3 puntos
Considerar el impacto ambiental del producto y del proceso de fabricación. Productos con menor huella ecológica.

Ag	Lts	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	GC	DENOMINACIÓN GC	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS	PROVEEDOR	NOMBRE COMERCIAL	REFERENCIA	CIP	CUMPLE PPT	PUNTOS	SUPERA UMBRAL	VALORACIÓN LOTES
1	1	SU.PC.SANI.01.03.10.100006	B38363	CATÉTER I.V. PERIFERICO CON SISTEMA DE SEGURIDAD-Longitud:[10-40];Diámetro :[18-18];	• Conexiones y asidero diseñados ergonómicamente para permitir técnica de punción con una sola mano. • Cámara de visualización transparente para detección de reflujo sanguíneo. • Indicador de la posición del bisel. • Identificación de calibre según código internacional de color. • Radiopaco. • Conexiones de seguridad luer-lock. • Libre de látex y DEHP. • Sin aletas de fijación y sin puerto de acceso. • Sistema de seguridad que cubra de forma pasiva el bisel del catéter, sin cilindro para alojar la aguja, irreversible una vez activado. • Material poliuretano. • Información del etiquetado en castellano.	KRAPE S.A.	Catéter i.v. periferico con sistema de seguridad longitud:[10-40];diámetro :[18-18]	180072	100165868436	NO			**No cumple PPT**, se solicita sin aletas de fijación, en el lote 3 presenta aletas de fijación.
	2		B50494	CATÉTER I.V. PERIFERICO CON SISTEMA DE SEGURIDAD-Longitud:(10-40]; Diámetro: [16-16];			Catéter i.v. periferico con sistema de seguridad longitud:[10-40];diámetro :[16-16]	180077	100165873386				
	3		B38829	CATÉTER I.V. PERIFERICO CON SISTEMA DE SEGURIDAD-Longitud:(40-60];Diámetro :[14-14];			Catéter i.v. periferico con sistema de seguridad longitud:(40-60];diámetro :[14-14]	180070	100165873689				
	4		B39196	CATÉTER I.V. PERIFERICO CON SISTEMA DE SEGURIDAD-Longitud:[10-40];Diámetro :[24-24];			Catéter i.v. periferico con sistema de seguridad longitud:[10-40];diámetro :[24-24]	180075	100165873881				
	5		B39199	CATÉTER I.V. PERIFERICO CON SISTEMA DE SEGURIDAD-Longitud:[10-40];Diámetro :[20-20];			Catéter i.v. periferico con sistema de seguridad longitud:[10-40];diámetro :[20-20]	180073	100165874093				
	6		B39200	CATÉTER I.V. PERIFERICO CON SISTEMA DE SEGURIDAD-Longitud:[10-40];Diámetro :[22-22];			Catéter i.v. periferico con sistema de seguridad longitud:[10-40];diámetro :[22-22]	180074	100165874194				
	7		B52831	CATÉTER I.V. PERIFERICO CON SISTEMA DE SEGURIDAD-Longitud:(40-60];Diámetro :[16-16];			Catéter i.v. periferico con sistema de seguridad longitud:(40-60];diámetro :[16-16]	180071	100165876518				
	1		B38363	CATÉTER I.V. PERIFERICO CON SISTEMA DE SEGURIDAD-Longitud:[10-40];Diámetro :[18-18];		TECNOMEDICA ANDALUZA SCA	Cateter Surshield Versatus -S Terumo	SR+DS1832SD	100165837221	NO			**No cumple PPT**. Se solicita sistema de seguridad que cubra de forma pasiva el bisel del catéter, sin cilindro para alojar la aguja, irreversible una vez activado. El sistema de seguridad presenta la posibilidad de no activarlo al sacar el catéter, pudiendo retirar el catéter sin activar el sistema de seguridad. Presenta al lote 2 y 7 la misma referencia, de 16g*45mm, el lote 2 solicita medida de 10mm a 40mm.
	2		B50494	CATÉTER I.V. PERIFERICO CON SISTEMA DE SEGURIDAD-Longitud:(10-40]; Diámetro: [16-16];			Cateter Surshield Versatus -S Terumo	SR+DS1645SD	100165825109				
	3		B38829	CATÉTER I.V. PERIFERICO CON SISTEMA DE SEGURIDAD-Longitud:(40-60];Diámetro :[14-14];			Cateter Surshield Versatus -S Terumo	SR+DS1445SD	100165837322				
	4		B39196	CATÉTER I.V. PERIFERICO CON SISTEMA DE SEGURIDAD-Longitud:[10-40];Diámetro :[24-24];			Cateter Surshield Versatus -S Terumo	SR+DS2419SD	100165837423				
	5		B39199	CATÉTER I.V. PERIFERICO CON SISTEMA DE SEGURIDAD-Longitud:[10-40];Diámetro :[20-20];			Cateter Surshield Versatus -S Terumo	SR+DS2032SD	100165837524				
	6		B39200	CATÉTER I.V. PERIFERICO CON SISTEMA DE SEGURIDAD-Longitud:[10-40];Diámetro :[22-22];			Cateter Surshield Versatus -S Terumo	SR+DS2225SD	100165837625				
	7		B52831	CATÉTER I.V. PERIFERICO CON SISTEMA DE SEGURIDAD-Longitud:(40-60];Diámetro :[16-16];			Cateter Surshield Versatus -S Terumo	SR+DS1645SD	100165825109				

Junta de Andalucía
Consejería de Salud y Consumo
Servicio Andaluz de Salud
Hospital Universitario Regional de Málaga
Dirección Central Provincial de Compras de Málaga
2