

ANEXO AL CUADRO RESUMEN CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

PAAM 1/2023 ACUERDO MARCO CON UNA ÚNICA EMPRESA PARA EL SUMINISTRO DE TRACTO SUCESIVO Y PRECIO UNITARIO DEL MATERIAL ESPECÍFICO DE NEFROLOGÍA (01.21) CON DISPONIBILIDAD DE USO DEL EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA LA UTILIZACIÓN DEL MATERIAL CON DESTINO AL HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO, CENTRO SANITARIO DE LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE SEVILLA, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO.

CRITERIOS DE VALORACIÓN LOTES SUELTOS 1,2 Y 3:

EVALUACIÓN AUTOMÁTICA CRITERIOS OBJETIVOS O EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULA.

1. OFERTA ECONÓMICA PRECIO UNITARIO: (50 PUNTOS)

Se le asignará el máximo de puntuación (50 puntos) a la oferta de precio inferior. Al resto de ofertas, la puntuación se le asignará de manera proporcional inversa respecto a la mejor oferta.

Mejor oferta*50/Oferta proveedor.

No se tendrán en consideración las ofertas económicas de las empresas que superen el precio base de licitación de los lotes.

Criterios de Valoración Objetivos (automáticos). DIALIZADORES: (50 puntos)

LOTE 1: Dializador capilar sintético / alta permeabilidad $\geq 2\text{m}^2$ (50 puntos).

- 15 puntos: Coeficiente de Cribado (SC) de $\beta 2$ microglobulina ≥ 1 . Justificación: en este tipo de dializadores es un indicador de eficacia de la diálisis en relación con las moléculas de medio tamaño, que tienen influencia sobre la supervivencia del paciente y la aparición de complicaciones.
 - $\geq 1 \dots 15$ puntos.
 - $< 1 \dots 0$ puntos.
- 10 puntos: Coeficiente de Cribado (SC) de mioglobina ≥ 0.9 . Justificación: en este tipo de dializadores es un indicador de eficacia de la diálisis en relación con las moléculas de medio tamaño, que tienen influencia sobre la supervivencia del paciente y la aparición de complicaciones.
 - $\geq 0.9 \dots 10$ puntos.
 - $< 0.9 \dots 0$ puntos.



- 10 puntos: Eficacia de la diálisis: Mayor aclaramiento de fosfato. Se valorarán aquellos con aclaramientos más altos en condiciones estándar de flujo de sangre y líquido de diálisis (medido con QB 300 mL/min/QD 500 mL/min). Justificación: valores más elevados indican una mayor eficacia dialítica.

Puntuación = 10 * valor del proveedor / valor más elevado

- 10 puntos: Mejor tolerancia: Menor volumen de cebado. Se valorarán aquellos con menor volumen a igualdad de superficie eficaz del dializador. Justificación: valores más reducidos se asocian a mejor tolerancia hemodinámica.

Puntuación = 10 * valor más reducido / valor del proveedor

- 5 puntos: Libre de Bisfenol A. Justificación: La presencia de este producto puede tener efectos potencialmente deletéreos sobre los pacientes.
 - Sí...5 puntos.
 - No...0 puntos.

LOTE 2: Dializador capilar celulosa sustituida / alta permeabilidad 1,5-1,9m². (50 puntos).

- 15 puntos: Coeficiente de Cribado (SC) de β_2 microglobulina ≥ 0.8 . Justificación: en este tipo de dializadores es un indicador de eficacia de la diálisis en relación con las moléculas de medio tamaño, que tienen influencia sobre la supervivencia del paciente y la aparición de complicaciones.
 - ≥ 0.8 ...15 puntos.
 - < 0.8 ...0 puntos.
- 10 puntos: Coeficiente de Cribado (SC) de mioglobina ≥ 0.75 . Justificación: en este tipo de dializadores es un indicador de eficacia de la diálisis en relación con las moléculas de medio tamaño, que tienen influencia sobre la supervivencia del paciente y la aparición de complicaciones.
 - ≥ 0.75 ...10 puntos.
 - < 0.75 ...0 puntos.
- 10 puntos: Eficacia de la diálisis: Mayor aclaramiento de fosfato. Se valorarán aquellos con aclaramientos más altos en condiciones estándar de flujo de sangre y líquido de diálisis (medido con QB 300 mL/min/QD 500 mL/min). Justificación: valores más elevados indican una mayor eficacia dialítica.

Puntuación = 10 * valor del proveedor / valor más elevado

- 10 puntos: Mejor tolerancia: Menor volumen de cebado. Se valorarán aquellos con menor volumen a igualdad de superficie eficaz del dializador. Justificación: valores más reducidos se asocian a mejor tolerancia hemodinámica.

Puntuación = 10 * valor más reducido / valor del proveedor

- 5 puntos: Libre de Bisfenol A. Justificación: La presencia de este producto puede tener efectos deletéreos sobre los pacientes.
 - Sí...5 puntos.
 - No...0 puntos.

LOTE 3: Dializador capilar celulosa sustituida/baja permeabilidad >2m² (50 puntos).

- 20 puntos: Disponibilidad de superficie superior a 2.2 m². Justificación: en pacientes con alergia a membranas sintéticas que no pueden emplear otras alternativas de alta eficacia dialítica pueden ser necesarias superficies más altas para alcanzar resultados adecuados de eficacia de diálisis.
 - Sí...20 puntos.
 - No...0 puntos.
- 10 puntos: Libre de Bisfenol A. Justificación: La presencia de este producto puede tener efectos deletéreos sobre los pacientes.
 - Sí...10 puntos.
 - No...0 puntos.
- 10 puntos: Eficacia de la diálisis: Mayor aclaramiento de fosfato. Se valorarán aquellos con aclaramientos más altos en condiciones estándar de flujo de sangre y líquido de diálisis (medido con QB 300 mL/min/QD 500 mL/min). Justificación: valores más elevados indican una mayor eficacia dialítica.

Puntuación = 10 * valor del proveedor / valor más elevado

- 10 puntos: Mejor tolerancia: Menor volumen de cebado. Se valorarán aquellos con menor volumen a igualdad de superficie eficaz del dializador.



Junta de Andalucía

Justificación: valores más reducidos se asocian a mejor tolerancia hemodinámica.

Consejería de Salud y Consumo
Servicio Andaluz de Salud

Puntuación = $10 * \text{valor más reducido} / \text{valor del proveedor}$

CRITERIOS DE VALORACIÓN AGRUPACIÓN I:

EVALUACIÓN AUTOMÁTICA CRITERIOS OBJETIVOS O EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULA.

1. OFERTA ECONÓMICA PRECIO UNITARIO: (50 PUNTOS).

Se le asignará el máximo de puntuación (50 puntos) a la oferta de precio inferior. Al resto de ofertas, la puntuación se le asignará de manera proporcional inversa respecto a la mejor oferta.

Puntuación = Mejor oferta*50/Oferta proveedor.

No se tendrán en consideración las ofertas económicas de las empresas que superen el precio base de licitación de los lotes, ya que no podrán ser adjudicatarias de la agrupación.

2. Criterios de Valoración Objetivos (automáticos). Características técnicas del suministro: (3 puntos).

DIALIZADORES: 3 puntos.

- 3 puntos: Dializadores de alta permeabilidad: Coeficiente de Cribado (SC) de $\beta 2$ microglobulina ≥ 0.8 . *Justificación: en este tipo de dializadores es un indicador de eficacia de la diálisis en relación con las moléculas de medio tamaño, que tienen influencia sobre la supervivencia del paciente y la aparición de complicaciones.*
 - >1...3 puntos.
 - De 0.91-1...2 puntos.
 - De 0.8-0.9...1 punto.
 - <0.8...0 puntos.

3. Características técnicas del equipamiento ofertado: Criterios de valoración Objetivos (automáticos). MONITORES, SISTEMA INFORMÁTICO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA/TANQUES CONCENTRADO: (29 puntos).



MONITORES: 9 puntos.

- 6 puntos: El monitor dispone de opciones de tiempos de desinfección y de preparación reducidos o alternativas equivalentes de funcionamiento rápido en situaciones de urgencia. *Justificación: en situaciones en las que se precisa hemodiálisis de forma urgente, la reducción del tiempo de preparación del monitor es muy relevante clínicamente.*
 - Tiempo de desinfección reducido:
 - Sí....3 puntos. No....0 puntos.
 - Tiempo de preparación reducido en urgencias:
 - Sí....3 puntos. No....0 puntos.
- 3 puntos: El monitor dispone de un sistema de medición de la recirculación del acceso vascular integrado en el mismo o se aporta un dispositivo complementario que permite su realización en los monitores proporcionados (sin coste adicional para el centro del dispositivo ni de fungibles). *Justificación: El acceso vascular es determinante para la calidad del tratamiento y la valoración de la recirculación es básica para conocer la eficacia real de la hemodiálisis.*
 - Dispone/se aporta: Sí....3 puntos.
 - No....0 puntos.

SISTEMA INFORMÁTICO: 9 puntos.

- 4 puntos: Permite la conectividad con otros dispositivos como báscula, monitores externos de PA, pulso, oximetría y otros. *Justificación: La integración de los datos que proporcionan otros dispositivos electromédicos junto con los procedentes de la hemodiálisis permite una visión más completa del tratamiento dialítico y las incidencias durante el mismo.*
 - Varios dispositivos...4 puntos.
 - Solo báscula...2 puntos.
 - No...0 puntos.
- 3 puntos: Proporciona básculas de plataforma con lectura integrable en la aplicación informática. *Justificación: La aportación de básculas con conectividad permite simplificar el proceso de la atención al paciente al producirse la lectura automática del peso (parámetro esencial en hemodiálisis) y mejora la seguridad al evitar errores de transcripción.*



- Aporta 2 básculas...3 puntos.
- 1 báscula...1 punto.
- No...0 puntos.
- 2 puntos: Permite la conexión remota con monitores ubicados en el domicilio del paciente en los casos de Hemodiálisis Domiciliaria. *Justificación:* la disponibilidad de información de las sesiones de hemodiálisis de los pacientes que se hemodializan en su domicilio aporta gran valor para el control regular de los mismos y los ajustes de su tratamiento dialítico reduciendo la necesidad de trasladarse al centro y de registrar manualmente los datos e incidencias.
 - Permite...2 puntos.
 - No...0 puntos.

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA/TANQUES CONCENTRADO: 9 puntos.

- 4 puntos: Control remoto de parámetros de trabajo y sistemas de alarmas accesibles desde la red corporativa. *Justificación:* la visualización directa por los profesionales sanitarios a cargo de la Unidad desde cualquier punto de la red mejora la seguridad y permite una actuación más rápida ante incidencias.
 - Visualización y control...4 puntos.
 - Solo visualización...2 puntos.
 - No: 0 puntos.
- 4 puntos: Programa o sistema de transferencia y almacenamiento de datos del registro de funcionamiento de las plantas de agua, incidentes, alarmas, fallos, ajustes, procesos de mantenimiento, determinaciones microbiológicas y químicas, accesible desde la red corporativa. *Justificación:* elemento muy importante para garantizar la calidad del tratamiento y su control.
 - Accesible en línea...4 puntos.
 - No...0 puntos.
- 1 punto: Sistema de lavado y desinfección automatizado del anillo de distribución integrado con los monitores de hemodiálisis. *Justificación:* Útil para mejorar los elementos de seguridad microbiológica general.
 - Permite: Sí....1 punto.
 - No....0 puntos.



Junta de Andalucía
DIALIZADORES: 2 puntos.

Consejería de Salud y Consumo
Servicio Andaluz de Salud

- 1 punto: Eficacia de la diálisis en dializadores de baja permeabilidad: Mayor aclaramiento de fosfato. Se valorarán aquellos con aclaramientos más altos en condiciones estándar de flujo de sangre y líquido de diálisis (QB 300 mL/min/QD 500 mL/min). *Justificación: valores más elevados indican una mayor eficacia dialítica.*

Puntuación = 1 * valor del proveedor / valor más elevado

- 1 punto: Mejor tolerancia en dializadores de baja permeabilidad: Menor volumen de cebado. Se valorarán aquellos con menor volumen a igualdad de superficie eficaz del dializador. *Justificación: valores más reducidos se asocian a mejor tolerancia hemodinámica.*

Puntuación = 1 * valor más reducido / valor del proveedor

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES: EVALUACIÓN NO AUTOMÁTICA
CRITERIOS SUBJETIVOS O EVALUABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR.(18 puntos).

La valoración de este apartado se efectuará en base a la documentación técnica aportada por los licitadores. La valoración funcional se realizará en base a la eficacia dialítica, mejor tolerancia hemodinámica, reducción de consumo eléctrico y de agua, control de seguridad o calidad de la diálisis, planes de formación, bajo nivel de ruido y menor impacto medioambiental.

MONITORES, SISTEMA INFORMÁTICO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA/TANQUES CONCENTRADO A (18 puntos).

MONITORES: 6 puntos.

- 2 puntos: Capaces de ahorro de agua, concentrado y electricidad mediante ajuste automático del volumen de líquido de diálisis en los periodos de stand-by u otros mecanismos. *Justificación: característica importante tanto por el ahorro económico como por la reducción de consumo/contaminación.*
- 2 puntos: Disponibilidad de biosensores adicionales para mejora de la seguridad y tolerancia de la diálisis y que permitan una mayor personalización de tratamiento. *Justificación: mejoras adicionales de los parámetros de seguridad o calidad de la diálisis.*
- 2 puntos: Plan de Formación. Se valorarán extensión, amplitud, contenidos, herramientas de soporte.



- **6 puntos:** Plan de formación. Se valorarán extensión, amplitud, contenidos, herramientas de soporte.

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA/TANQUES CONCENTRADO: 6 puntos

- **3 puntos:** Dispositivos de bajo nivel de ruido y eficientes en consumo eléctrico.
- **3 puntos:** Impacto medioambiental reducido de residuos generados, ahorro de agua y consumibles.

Justificación de los criterios que se tendrán en consideración para adjudicar el contrato:

Los criterios de adjudicación se han determinado teniendo en cuenta todos los factores que proporcionen una mejor relación calidad-precio del suministro, así como garantizar una prestación óptima del suministro con el fin de obtener una gran calidad y que responda lo mejor posible a las necesidades del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, estando todos ellos vinculados al objeto del contrato, y formulados de manera objetiva, con pleno respeto a los principios de igualdad, no discriminación, transparencia y proporcionalidad, garantizando que las ofertas sean evaluadas en condiciones de competencia efectiva.

Los criterios de calidad: "Valoración funcional del producto" permiten valorar las ofertas en base a las ventajas que presenten los servicios ofertados en cuanto a sus aspectos intrínsecos y características técnicas que les posibilitan responder

a las exigencias de optimización de los recursos, aumentar la eficiencia y reducir el impacto en el medio ambiente.

Estos criterios cualitativos se acompañan del criterio relacionado con los costes que es el "Precio", cuya formulación se basa en dar una mayor puntuación a la oferta económicamente más ventajosa, es decir, el máximo porcentaje de bajada ofertado, asignándose la puntuación al resto de las ofertas mediante proporcionalidad directa en función de los porcentajes de bajada de precio respecto al mayor porcentaje ofertado. De este modo se cumple con los principios de eficiencia del gasto y de economía en la gestión de recursos públicos.