RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ABIERTO NÚM. PAAM 58/23 (N.º EXPEDIENTE: 1227/2023), CONVOCADO PARA LA CONTRATACIÓN MEDIANTE ACUERDO MARCO DEL SUMINISTRO DE TRACTO SUCESIVO Y PRECIOS UNITARIOS, DE TUBOS ENDOTRAQUEALES Y MATERIAL ACCESORIO PARA VENTILACIÓN Y MONITORIZACIÓN CARDIORESPIRATORIA (SUBGRUPO 01.10 DEL CATÁLOGO DEL SAS), CON DESTINO A LOS CENTROS VINCULADOS A LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE CÓRDOBA (PAAM 58/23).

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por Resolución de esta Dirección Gerencia de fecha 19 de enero de 2024, se acordó la iniciación del expediente núm. PAAM 58/23, para la contratación mediante acuerdo marco del SUMINISTRO DE TRACTO SUCESIVO Y PRECIOS UNITARIOS, DE TUBOS ENDOTRAQUEALES Y MATERIAL ACCESORIO PARA VENTILACIÓN Y MONITORIZACIÓN CARDIORESPIRATORIA (SUBGRUPO 01.10 DEL CATÁLOGO DEL SAS), CON DESTINO A LOS CENTROS VINCULADOS A LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE CÓRDOBA, mediante procedimiento abierto y contratación electrónica de acuerdo con lo establecido en los artículos 131 y 156 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrero de 2014 (LCSP).

SEGUNDO. - Por Resolución de esta Dirección Gerencia, con fecha 1 de marzo de 2024, ha sido aprobado el Expediente y sus Pliegos y se ha declarado la apertura del procedimiento de adjudicación.

TERCERO. - Dicha licitación ha sido objeto de publicación con fecha 7 de marzo de 2024 en el Perfil de Contratante de la Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía, así como en el Diario Oficial de la Unión Europea n.º S-52, con fecha de vencimiento para la presentación de ofertas el día 8 de abril de 2024 a las 14:00 horas.
Con fecha 1 de abril de 2024 se publicó una resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba sobre rectificación del Anexo I al Pliego de Prescripciones Técnicas en la que resuelve ampliar el plazo de presentación de ofertas hasta el 22 de abril de 2024 a las 14:00 horas.

CUARTO. - Las empresas licitadoras que han presentado oferta dentro del plazo establecido en el anuncio de licitación (22 de abril de 2024, a las 14,00 horas) han sido las siguientes:

1. 2MIIL ARTESANIA SANITARIA S.L.
2. AJL OPHTHALMIC S.A.
3. AMEBIL SOCIEDAD LIMITADA
4. AMEVISA S.A.
5. APOLO MEDICAL SOLUTIONS S.L.
6. CASTRO Y CERDAN MEDICAL SOCIEDAD LIMITADA
7. COOK ESPAÑA, S.L.
8. DISTRAUMA MEDICAL S.L.
9. ENDOOK EUROPA S.L.
10. EUROGARAN S.L

Avda. Menéndez Pidal, s/n
14004 - Córdoba
T: 957010000
pls.contratacion.hrs.sspa@juntadeandalucia.es

Es copia auténtica de documento electrónico

11. FIRMA AMBU S.L.
12. GARRIC MEDICA S.L.
13. GENERAL ELECTRIC HEATHCARE ESPAÑA S.A.
14. Iberian Care 2016 S.L.
15. INTERSURGICAL ESPAÑA S.L.
16. IZASA HOSPITAL S.L.U.
17. MBA INCORPORADO SL
18. MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA S.L.
19. MEDTRONIC IBERICA S.A.
20. OXIGEM S.L.
21. PRIM, S.A.
22. RADIOMETER IBERICA S.L.
23. SH MEDICAL SALUD Y SERVICIOS IBERICA, S.L.
24. SMITHS MEDICAL ESPAÑA S.L.
25. SPAIMED IMPORT S.L.
26. SUNMED AIRLIFE S.L.U.
27. TELEFLEX MEDICAL S.A.

QUINTO. - La Mesa de Contratación, de conformidad con el art. 157 de la LCSP, remite el expediente del Procedimiento abierto citado en el asunto, con las propuestas emitidas en sus sesiones celebradas:

- En **sesión del día 3 de mayo de 2024**, se procede, en primer lugar, al al recuento de las proposiciones presentadas referidas al citado expediente de contratación, constatándose que han presentado oferta, dentro del plazo establecido en el anuncio de licitación (22 de abril de 2024, a las 14,00 horas), las siguientes empresas:

1. 2MIIL ARTESANIA SANITARIA S.L.
2. AJL OPHTHALMIC S.A.
3. AMEBIL SOCIEDAD LIMITADA
4. AMEVISA S.A.
5. APOLO MEDICAL SOLUTIONS S.L.
6. CASTRO Y CERDAN MEDICAL SOCIEDAD LIMITADA
7. COOK ESPAÑA, S.L.
8. DISTRAUMA MEDICAL S.L.
9. ENDOOK EUROPA S.L.
10. EUROGARAN S.L.
11. FIRMA AMBU S.L.
12. GARRIC MEDICA S.L.
13. GENERAL ELECTRIC HEATHCARE ESPAÑA S.A.
14. Iberian Care 2016 S.L.
15. INTERSURGICAL ESPAÑA S.L.
16. IZASA HOSPITAL S.L.U.
17. MBA INCORPORADO SL
18. MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA S.L.
19. MEDTRONIC IBERICA S.A.
20. OXIGEM S.L.
21. PRIM, S.A.

Avda. Menéndez Pidal, s/n
14004 - Córdoba
T: 957010000
pls.contratacion.hrs.sspa@juntadeandalucia.es

Es copia auténtica de documento electrónico

22. RADIOMETER IBERICA S.L.
23. SH MEDICAL SALUD Y SERVICIOS IBERICA, S.L.
24. SMITHS MEDICAL ESPAÑA S.L.
25. SPAIMED IMPORT S.L.
26. SUNMED AIRLIFE S.L.U.
27. TELEFLEX MEDICAL S.A.

La Secretaria procede a la apertura de los sobres electrónicos núm. 1, que contienen la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos y, acto seguido, la Mesa de Contratación califica la documentación administrativa aportada por dichos licitadores.

Una vez calificada la documentación, la Mesa de Contratación acuerda, por unanimidad, dar por admitidas a las empresas relacionadas a continuación, al haber aportado la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos establecida en la cláusula 6.3.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares:

1. 2MIIL ARTESANIA SANITARIA SL
2. AMEBIL SOCIEDAD LIMITADA
3. CASTRO Y CERDAN MEDICAL SOCIEDAD LIMITADA
4. COOK ESPAÑA, S.L.
5. ENDOOK EUROPA SL
6. GARRIC MEDICA SL
7. GENERAL ELECTRIC HEATHCARE ESPAÑA SA
8. INTERSURGICAL ESPAÑA SL
9. IZASA HOSPITAL SLU
10. MBA INCORPORADO SL
11. MEDTRONIC IBERICA SA
12. RADIOMETER IBERICA SL
13. SH MEDICAL SALUD Y SERVICIOS IBERICA, SL
14. SMITHS MEDICAL ESPAÑA SL
15. TELEFLEX MEDICAL SA

Asimismo, acuerda por unanimidad, requerir subsanación de la documentación presentada a las siguientes empresas:

1. AJL OPHTHALMIC S.A.
2. AMEVISA S.A.
3. APOLO MEDICAL SOLUTIONS S.L.
4. DISTRAUMA MEDICAL S.L.
5. EUROGARAN S.L.
6. FIRMA AMBU S.L.
7. Iberian Care 2016 S.L.
8. MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA S.L.
9. OXIGEM S.L.
10. PRIM, S.A.
11. SPAIMED IMPORT S.L.
12. SUNMED AIRLIFE S.L.U.

Avda. Menéndez Pidal, s/n
14004 - Córdoba
T: 957010000
pls.contratacion.hrs.sspa@juntadeandalucia.es

Es copia auténtica de documento electrónico

- En la **sesión del día 14 de mayo de 2024,** la Mesa de Contratación procede a examinar la documentación aportada por las empresas licitadoras requeridas, al objeto de verificar si han subsanado dicha documentación conforme a lo establecido en el PCAP.

Una vez calificada dicha documentación, la Mesa de Contratación acuerda, por unanimidad, admitirlas al procedimiento de referencia, al haber subsanado correctamente.

Por tanto, la totalidad de las empresas admitidas al procedimiento de referencia son las siguientes:

1. 2MIIL ARTESANIA SANITARIA S.L.
2. AJL OPHTHALMIC S.A.
3. AMEBIL SOCIEDAD LIMITADA
4. AMEVISA S.A.
5. APOLO MEDICAL SOLUTIONS S.L.
6. CASTRO Y CERDAN MEDICAL SOCIEDAD LIMITADA
7. COOK ESPAÑA, S.L.
8. DISTRAUMA MEDICAL S.L.
9. ENDOOK EUROPA S.L.
10. EUROGARAN S.L.
11. FIRMA AMBU S.L.
12. GARRIC MEDICA S.L.
13. GENERAL ELECTRIC HEATHCARE ESPAÑA S.A.
14. Iberian Care 2016 S.L.
15. INTERSURGICAL ESPAÑA S.L.
16. IZASA HOSPITAL S.L.U.
17. MBA INCORPORADO SL
18. MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA S.L.
19. MEDTRONIC IBERICA S.A.
20. OXIGEM S.L.
21. PRIM, S.A.
22. RADIOMETER IBERICA S.L.
23. SH MEDICAL SALUD Y SERVICIOS IBERICA, S.L.
24. SMITHS MEDICAL ESPAÑA S.L.
25. SPAIMED IMPORT S.L.
26. SUNMED AIRLIFE S.L.U.
27. TELEFLEX MEDICAL S.A.

A continuación, se procede a la apertura de los sobres que contienen la documentación técnica para su valoración conforme a criterios de adjudicación dependientes de un juicio de valor (sobre n.º 2), acordando la Mesa solicitar Informe Técnico de valoración de los criterios de adjudicación no automáticos y remitir la documentación correspondiente al órgano encargado de su valoración.

- En la **sesión del día 25 de junio de 2024**, para la aprobación del Informe Técnico y acto de apertura del sobre n.º 3, que contiene la documentación para su valoración conforme a criterios de adjudicación automáticos de las empresas ofertantes, la Mesa de Contratación procede, en primer lugar, al examen del informe técnico suscrito con fecha 12 de junio de 2024 y emitido para la valoración de los criterios dependientes de un juicio de valor de las empresas que han presentado oferta al procedimiento de referencia, acordándose su aprobación por unanimidad.

Avda. Menéndez Pidal, s/n
14004 - Córdoba
T: 957010000
pls.contratacion.hrs.sspa@juntadeandalucia.es

Es copia auténtica de documento electrónico

Quedan **admitidas** las ofertas presentadas por las empresas relacionadas a continuación **en los lotes en los que superan el umbral mínimo de criterios de adjudicación dependientes de juicio de valor,** y, por tanto, pueden continuar en el proceso de valoración de los criterios de adjudicación automáticos:

1. AJL OPHTHALMIC S.A.
2. AMEVISA S.A.
3. APOLO MEDICAL SOLUTIONS S.L.
4. COOK ESPAÑA, S.L.
5. ENDOOK EUROPA S.L.
6. EUROGARAN S.L
7. FIRMA AMBU S.L.
8. GARRIC MEDICA S.L.
9. INTERSURGICAL ESPAÑA S.L.
10. IZASA HOSPITAL S.L.U.
11. MBA INCORPORADO S.L.
12. MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA S.L.
13. MEDTRONIC IBERICA S.A.
14. RADIOMETER IBERICA S.L.
15. SH MEDICAL SALUD Y SERVICIOS IBERICA, S.L.
16. SMITHS MEDICAL ESPAÑA S.L..
17. SPAIMED IMPORT S.L.
18. SUNMED AIRLIFE S.L.U.

Si bien, quedan **excluidas** las ofertas presentadas por **algunas empresas relacionadas anteriormente en determinados lotes,** según anexo a este acta, porque o bien no cumplen con las prescripciones técnicas establecidas en el PPT y por tanto no son puntuadas, o bien, cumpliendo con el pliego de prescripciones técnicas no superan el umbral mínimo establecido para continuar en el procedimiento de licitación.

Quedando **excluidas** todas las ofertas de las siguientes empresas por los motivos detallados anteriormente:

1. 2MIIL ARTESANIA SANITARIA S.L.
2. AMEBIL SOCIEDAD LIMITADA.
3. CASTRO Y CERDAN MEDICAL SOCIEDAD LIMITADA.
4. DISTRAUMA MEDICAL S.L.
5. GENERAL ELECTRIC HEATHCARE ESPAÑA S.A.
6. Iberian Care 2016 S.L.
7. OXIGEM S.L.
8. PRIM, S.A.
9. TELEFLEX MEDICAL SA

A continuación, se procede a la apertura del sobre n.º 3, donde figuran la oferta económica y la documentación evaluable mediante criterios de adjudicación automáticos, presentada por las empresas admitidas.

Tras dicha apertura, la Mesa de Contratación, acuerda por unanimidad, admitir al procedimiento a las empresas licitadoras detalladas a continuación, al haber presentado la documentación correctamente:

Avda. Menéndez Pidal, s/n
14004 - Córdoba
T: 957010000
pls.contratacion.hrs.sspa@juntadeandalucia.es

Es copia auténtica de documento electrónico

1. AJL OPHTHALMIC S.A.
2. AMEVISA S.A.
3. APOLO MEDICAL SOLUTIONS S.L.
4. COOK ESPAÑA, S.L.
5. ENDOOK EUROPA SL
6. EUROGARAN S.L.
7. FIRMA AMBU S.L.
8. INTERSURGICAL ESPAÑA S.L.
9. IZASA HOSPITAL S.L.U.
10. MBA INCORPORADO S.L.
11. MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA S.L.
12. MEDTRONIC IBERICA S.A.
13. SH MEDICAL SALUD Y SERVICIOS IBERICA, S.L.
14. SMITHS MEDICAL ESPAÑA S.L.
15. SUNMED AIRLIFE S.L.U.

Acto seguido, la Mesa acuerda, por unanimidad, requerir subsanación de la documentación a las siguiente empresas, dándole un plazo de tres días naturales para ello, contados a partir del siguiente a la publicación en el perfil de contratante del aviso de notificación:

1. GARRIC MEDICA S.L.
2. RADIOMETER IBERICA S.L.
3. SPAIMED IMPORT S.L.

- En la **sesión del día 2 de julio de 2024**, para la subsanación del sobre n.º 3, la Mesa de Contratación procede a examinar la documentación aportada por las empresas licitadoras anteriormente referidas, al objeto de verificar si han subsanado dicha documentación conforme a lo establecido en el PCAP.

Una vez calificada dicha documentación, la Mesa acuerda, por unanimidad, admitir al procedimiento de referencia, al haber subsanado correctamente, a las empresas requeridas GARRIC MEDICA S.L. y RADIOMETER IBERICA S.L. y determina que debe ser excluida la empresa SPAIMED IMPORT S.L,, al no atender al requerimiento de subsanación.

Por tanto, la totalidad de las empresas admitidas al procedimiento de referencia son las siguientes:

1. AJL OPHTHALMIC S.A.
2. AMEVISA S.A.
3. APOLO MEDICAL SOLUTIONS S.L.
4. COOK ESPAÑA, S.L.
5. ENDOOK EUROPA S.L.
6. EUROGARAN S.L
7. FIRMA AMBU S.L.
8. GARRIC MEDICA S.L.
9. INTERSURGICAL ESPAÑA S.L.
10. IZASA HOSPITAL S.L.U.
11. MBA INCORPORADO S.L.

Avda. Menéndez Pidal, s/n
14004 - Córdoba
T: 957010000
pls.contratacion.hrs.sspa@juntadeandalucia.es

Es copia auténtica de documento electrónico

12. MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA S.L.
13. MEDTRONIC IBERICA S.A.
14. RADIOMETER IBERICA S.L.
15. SH MEDICAL SALUD Y SERVICIOS IBERICA, S.L.
16. SMITHS MEDICAL ESPAÑA S.L..
17. SUNMED AIRLIFE S.L.U.

Acto seguido, la Mesa acuerda remitir la documentación correspondiente al criterio medioambiental contenida en el sobre n.º 3, a la Unidad de Gestión Ambiental para su valoración.

- En la **sesión del día 15 de julio de 2024,** La Mesa procede al examen del Informe Técnico complementario de corrección de valoración técnica del informe emitido para la valoración de los criterios dependientes de un juicio de valor con fecha 12 de junio de 2024, acordándose, por unanimidad la aprobación del informe complementario de corrección de valoración técnica de la referencia 2121 ofertada a los lotes 33 y 34 firmado con fecha 8 de julio de 2024, que queda calificada como "No cumple prescripciones técnicas" al ser de látex natural, habiéndose solicitado "libre de látex".

Seguidamente, la Mesa detecta que en las ofertas presentadas por **APOLO MEDICAL SOLUTIONS, S.L. y RADIOMETER IBÉRICA, S.L. (Lote 29)** se ha producido un empate. Los criterios de desempate a aplicar son los fijados en el artículo 147.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, Ley de Contratos del Sector Público, que establece lo siguiente:

"...2. En defecto de la previsión en los pliegos a la que se refiere el apartado anterior, el empate entre varias ofertas tras la aplicación de los criterios de adjudicación del contrato se resolverá mediante la aplicación por orden de los siguientes criterios sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas:

a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social en la plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor número de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor número de personas trabajadoras en inclusión en la plantilla.

b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas.

c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.

d) El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a desempate".

La Mesa acuerda concederles un plazo de tres días hábiles para que aporten la documentación que acredite oficialmente los criterios de desempate establecidos.

- En la **sesión del día 23 de julio de 2024,** la Mesa de Contratación procede a valorar la documentación presentada para resolver el empate entre las ofertas presentadas al Lote 29 por APOLO MEDICAL SOLUTIONS, S.L. y RADIOMETER IBÉRICA, S.L..

APOLO MEDICAL SOLUTIONS, S.L. declara que tiene un 0% de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social, así como que el porcentaje de contratos temporales en la plantilla es de 0%, siendo el 100% los contratos indefinidos.

Avda. Menéndez Pidal, s/n
14004 - Córdoba
T: 957010000
pls.contratacion.hrs.sspa@juntadeandalucia.es

Es copia auténtica de documento electrónico

RADIOMETER IBÉRICA, S.L. informa que tiene un 0% de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social, así como que el porcentaje de contratos temporales en la plantilla es del 2,2%.
La Mesa de Contratación resuelve el empate en el lote 29 a favor de APOLO MEDICAL SOLUTIONS, S.L. por ser la empresa licitadora que tiene el menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla.

Acto seguido, una vez efectuada la valoración de los criterios de adjudicación, la Mesa de Contratación acuerda, por unanimidad, elevar propuesta de adjudicación a favor de las siguientes empresas, que han obtenido la mejor puntuación en base a la mejor relación calidad-precio:

1. AJL OPHTHALMIC, S.A.
2. AMEVISA S.A.
3. APOLO MEDICAL SOLUTIONS S.L.U.
4. COOK ESPAÑA, S.L.
5. ENDOOK EUROPA S.L.
6. GARRIC MEDICA S.L.
7. INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.
8. IZASA HOSPITAL, S.L.U.
9. MBA INCORPORADO, S.L.
10. SH MEDICAL SALUD Y SERVICIOS IBERICA S.L.
11. SMITHS MEDICAL ESPAÑA, S.L.
12. SUNMED AIRLIFE, S.L.

Igualmente, se propone la declaración de desiertos de los lotes 23, 30, 31, 33, 34.

Por unanimidad, los miembros de la Mesa acuerdan elevar al Órgano de Contratación la proposición junto con el acta y la propuesta de adjudicación.

SEXTO -Con fecha **6 de agosto de 2024**, esta Dirección Gerencia acordó requerir a las empresas licitadoras, que habían presentado la mejor oferta relación calidad-precio ateniéndose a los criterios de adjudicación, para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubieran recibido el requerimiento, presentasen la documentación para contratar, conforme al art. 150.2 de la LCSP.

SÉPTIMO. - Las empresas propuestas, han presentado garantía definitiva, así como demás documentación necesaria, siendo considerada válida y conforme a derecho por la Mesa de Contratación en sesiones de los días 22 y 30 de agosto de 2024.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO. - La licitación se ha llevado a cabo de conformidad con la tramitación prevista en los artículos 150.2, 150.3 y 151 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se

Avda. Menéndez Pidal, s/n
14004 - Córdoba
T: 957010000
pls.contratacion.hrs.sspa@juntadeandalucia.es

Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	FRANCISCO DE ASIS TRIVIÑO TARRADAS	10/09/2024
VERIFICACIÓN	Pk2jmF63W2D5FCN3Y779EQ2FPV3JMD	PÁG. 8/36

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
SEGUNDO. - La competencia para resolver que ostenta esta Dirección Gerencia, viene determinada por Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, de fecha 20 de enero de 2022 (BOJA núm. 22 de 2-02-22).

En base a los hechos y fundamentos jurídicos que anteceden, esta Dirección Gerencia, en uso de las atribuciones que tiene conferidas como órgano de contratación,

RESUELVE

PRIMERO.- Adjudicar el expediente n.º 1227/2023, convocado para la contratación mediante acuerdo marco del **SUMINISTRO DE TRACTO SUCESIVO Y PRECIOS UNITARIOS, DE TUBOS ENDOTRAQUEALES Y MATERIAL ACCESORIO PARA VENTILACIÓN Y MONITORIZACIÓN CARDIORESPIRATORIA (SUBGRUPO 01.10 DEL CATÁLOGO DEL SAS), CON DESTINO A LOS CENTROS VINCULADOS A LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE CÓRDOBA (PAAM 58/23),** de acuerdo a la propuesta formulada por la Mesa de Contratación a:

EMPRESA	Importe adjudicación S/IVA	Importe Adj. C/IVA
AJL OPHTHALMIC, S.A. Lotes 15, 16, 17 y 18 Por un importe de…	40.282,20 €	48.741,46 €
AMEVISA S.A. Lote 24 Por un importe de…	12.854,97 €	14.140,47 €
APOLO MEDICAL SOLUTIONS S.L.U. Lotes 22 y 29 Por un importe de ...	16.784,74 €	20.309,54 €
COOK ESPAÑA, S.L. Lotes 20 y 21 Por un importe de...	42.671,32 €	46.938,45 €
ENDOOK EUROPA S.L	3.111,78 €	3.765,25 €

Avda. Menéndez Pidal, s/n
14004 - Córdoba
T: 957010000
pls.contratacion.hrs.sspa@juntadeandalucia.es

Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	FRANCISCO DE ASIS TRIVIÑO TARRADAS	10/09/2024
VERIFICACIÓN	Pk2jmF63W2D5FCN3Y779EQ2FPV3JMD	PÁG. 9/36

Lote 28 Por un importe de...		
GARRIC MEDICA S.L. Lotes 1, 2, 3 y 4 Por un importe de...	4.515,86 €	4.967,45 €
INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L. Lote 25 Por un importe de...	9.972,48 €	12.066,70 €
IZASA HOSPITAL, S.L.U. Lotes 13 y 14 Por un importe de...	12.789,00 €	14.067,90 €
MBA INCORPORADO, S.L. Lotes 11, 12 y 19 Por un importe de...	21.088,46 €	23.197,31 €
SH MEDICAL SALUD Y SERVICIOS IBERICA S.L. Lote 32 Por un importe de...	11.148,93 €	13.490,21 €
SMITHS MEDICAL ESPAÑA, S.L. Lotes 5, 6, 7, 8, 9 y 10 Por un importe de...	14.860,09 €	16.346,10 €
SUNMED AIRLIFE, S.L. Lotes 26 y 27 Por un importe de...	16.353,20 €	19.787,37 €
TOTAL	**206.433,03 €**	**237.818,20 €**

SEGUNDO. – Dejar desiertos los **lotes 23, 30, 31, 33 y 34.**

Lote 23: No se reciben ofertas.

Lote 30: No se reciben ofertas.

Lote 31: No se reciben ofertas.

Avda. Menéndez Pidal, s/n
14004 - Córdoba
T: 957010000
pls.contratacion.hrs.sspa@juntadeandalucia.es

Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	FRANCISCO DE ASIS TRIVIÑO TARRADAS	10/09/2024
VERIFICACIÓN	Pk2jmF63W2D5FCN3Y779EQ2FPV3JMD	PÁG. 10/36

Lote 33: Sólo presenta oferta EUROGARAN, S.L. y una de las referencias presentadas supera el importe de licitación y la otra no cumple las prescripciones técnicas.

Lote 34: Sólo presenta oferta EUROGARAN, S.L. y una de las referencias presentadas supera el importe de licitación y la otra no cumple las prescripciones técnicas.

TERCERO.- Significar expresamente que en el anexo adjunto a la presente Resolución se contiene la información necesaria a la que hace referencia el artículo 151.1 de la LCSP.

CUARTO. – Notificar la adjudicación a las empresas licitadoras y publicar la misma en el perfil del contratante. La notificación debe contener la información necesaria a la que se refiere el artículo 151 de la LCSP.

QUINTO. - Formalícese el contrato, indicándose que el plazo en que debe procederse a la formalización de los preceptivos contratos por quienes hayan resultado adjudicatarios, de conformidad con el artículo 153 de la LCSP, es de 5 días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo de quince días hábiles desde que se remita la notificación de adjudicación a los licitadores y candidatos, al ser el presente contrato susceptible del recurso especial en materia de contratación.

Contra la presente resolución podrá interponerse potestativamente recurso especial en materia de contratación, de conformidad con el artículo 44 del Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en el plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel en que se haya notificado la presente resolución de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional decimoquinta. Asimismo, podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante los órganos judiciales del orden jurisdiccional contencioso administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de notificación de la misma, conforme a lo establecido en el artículo 46 de la Ley 26/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso administrativa.

Córdoba, a fecha de firma digital.

EL DIRECTOR GERENTE

Avda. Menéndez Pidal, s/n
14004 - Córdoba
T: 957010000
pls.contratacion.hrs.sspa@juntadeandalucia.es

Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	FRANCISCO DE ASIS TRIVIÑO TARRADAS	10/09/2024	
VERIFICACIÓN	Pk2jmF63W2D5FCN3Y779EQ2FPV3JMD	PÁG. 11/36	

Es copia auténtica de documento electrónico

VALORACIÓN TOTAL DE CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

CPC: Córdoba

OBJETO Suministro de tracto sucesivo y precios unitarios, de tubos endotraqueales y material accesorio para ventilación y monitorización cardiorespiratoria (subgrupo 01.10 del catálogo del SAS), con destino a los centros vinculados a la

Nº de 1227/2023 (PAAM 58/23)

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIONGC	DISPONIBILIDAD DE USO DE EQUIPAMIENTO	PRESCRIPCIONES TÉCNICAS	IVA	Unidades 2 años	Precio unitario C/IVA	PROVEEDOR	VAR	RFA	INF. TÉCNICO	PUNTOS	Precio unitario oferta c/iva	Precio unitario oferta s/iva	Importe licitacion agrupacion de lote	Importe oferta agrupacion de lote	% bajada	Puntuación oferta	Plazo de entrega	Puntuación plazo de entrega	Criterio medioambiental	Puntuación Criterio medioambiental	PUNTUACIÓN TOTAL	ADJUDICATARIO PROPUESTO
1	1	SU.PC.SANI.01.10.05.013000	E87491	TUBO orofaringe AIREACION / adulto-Longitud:[10-10];			10 %	9.496	0,284130	GARRIC MEDICA, S.L.		REF: 76820054 CIP: 100165198863	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización no presenta dificultades para su uso tiene forma anatómica. En seguridad de uso y resultados el extremo distal es atraumático pero no presenta un reborde flexible puede ocasionar algún riesgo en pacientes con vía aérea mas compleja y con patologías mas complejas. El extremo proximal no esta coloreado por completo lo que disminuye su identificación en comparación con la oferta de INTERSURGICAL, el marcado numérico es menos visible que al oferta de INTERSURGICAL lo que puede dificultad su identificación. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el final que va destinado con una unidad de producto.	22,5	0,198	0,18										
1	1	SU.PC.SANI.01.10.05.013000	E87491	TUBO orofaringe AIREACION / adulto-Longitud:[10-10];			10 %	9.496	0,284130	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L		REF: 1114100 CIP: 100007562881	Oferta muy buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización no presenta dificultades para su uso tiene forma anatómica. En seguridad de uso y resultados el extremo distal es atraumático presentando un reborde flexible que reduce el traumatismo orofaringe durante la inserción, también el extremo distal esta coloreado por completo por lo que es muy fácilmente identificable el tamaño, el marcado numérico es muy visible lo que garantiza su correcta identificación . Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el final que va destinado con una unidad de producto.	45	0,440000	0,400000										
1	1	SU.PC.SANI.01.10.05.013000	E87491	TUBO orofaringe AIREACION / adulto-Longitud:[10-10];			10 %	9.496	0,284130	MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.U.		REF.830040M CIP: 100165212714	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización no presenta dificultades para su uso tiene forma anatómica. En seguridad de uso y resultados el extremo distal es atraumático pero no presenta un reborde flexible puede ocasionar algún riesgo en pacientes con vía aérea mas compleja y con patologías mas complejas. El extremo proximal no esta coloreado por completo lo que disminuye su identificación en comparación con la oferta de INTERSURGICAL, el marcado numérico es menos visible que al oferta de INTERSURGICAL lo que puede dificultad su identificación. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el final que va destinado con una unidad de producto.	22,5	0,2844										
1	1	SU.PC.SANI.01.10.05.013000	E87491	TUBO orofaringe AIREACION / adulto-Longitud:[10-10];			10 %	9.496	0,284130	SPAIMED IMPORT		REF: 20110002 CIP: 100165470710	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización no presenta dificultades para su uso tiene forma anatómica. En seguridad de uso y resultados el extremo distal es atraumático pero no presenta un reborde flexible puede ocasionar algún riesgo en pacientes con vía aérea mas compleja y con patologías mas complejas. El extremo proximal no esta coloreado por completo lo que disminuye su identificación en comparación con la oferta de INTERSURGICAL, el marcado numérico es menos visible que al oferta de INTERSURGICAL lo que puede dificultad su identificación. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el final que va destinado con una unidad de producto.	22,5											
1	2	SU.PC.SANI.01.10.05.013000	E87524	TUBO orofaringe AIREACION / adulto-Longitud:[12-12];			10 %	1.577	0,284130	GARRIC MEDICA, S.L.		REF: 76820056 CIP: 100165198964	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización no presenta dificultades para su uso tiene forma anatómica. En seguridad de uso y resultados el extremo distal es atraumático pero no presenta un reborde flexible puede ocasionar algún riesgo en pacientes con vía aérea mas compleja y con patologías mas complejas. El extremo proximal no esta coloreado por completo lo que disminuye su identificación en comparación con la oferta de INTERSURGICAL, el marcado numérico es menos visible que al oferta de INTERSURGICAL lo que puede dificultad su identificación. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el final que va destinado con una unidad de producto.	22,5	0,198	0,18										

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR FRANCISCO DE ASIS TRIVIÑO TARRADAS 10/09/2024

VERIFICACIÓN Pk2jmF63W2D5FCN3Y779EQ2FPV3JMD

Es copia auténtica de documento electrónico

ANEXO A RESOLUCIÓN DE ADJUDICACION PAAM 58/23

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIONGC	DISPONIBILIDAD DE USO DE EQUIPAMIENTO	PRESCRIPCIONES TÉCNICAS	IVA	Unidades 2 años	Precio unitario C/IVA	PROVEEDOR	VAR	RFA	INF. TÉCNICO	PUNTOS	Precio unitario oferta c/iva	Precio unitario oferta s/iva	Importe licitacion agrupacion de lote	Importe oferta agrupacion de lote	% bajada	Puntuación oferta	Plazo de entrega	Puntuación plazo de entrega	Criterio medioambiental	Puntuación Criterio medioambiental	PUNTUACIÓN TOTAL	ADJUDICATARIO PROPUESTO
1	2	SU.P.C.SANI.01.10.05.013000	E87524	TUBO orofaringe AIREACION / adulto-Longitud:[12-12];		QUE DISPONGA DE CÓDIGO DE COLORES SEGÚN TAMAÑO, QUE SEA DE UNA SOLA PIEZA, SIN LÁTEX. FORMA ANATÓMICA. EXTREMO DISTAL ATRAUMÁTICO Y PROXIMAL CON TOPE DENTAL. APERTURA QUE PERMITA LA INTRODUCCIÓN DE UNA SONDA DE ASPIRACIÓN DE DISTINTO TAMAÑO.	10 %	1.577	0,284130	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L		REF: 1115120 CIP: 100007567336	Oferta muy buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización no presenta dificultades para su uso tiene forma anatómica. En seguridad de uso y resultados el extremo distal es atraumático presentando un reborde flexible que reduce el traumatismo orofaringe durante la inserción, también el extremo distal esta coloreado por completo por lo que es muy fácilmente identificable el tamaño, el marcado numérico es muy visible lo que garantiza su correcta identificación . Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una	45	0,440000	0,400000									
1	2	SU.P.C.SANI.01.10.05.013000	E87524	TUBO orofaringe AIREACION / adulto-Longitud:[12-12];			10 %	1.577	0,284130	MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.U.		REF: 830060M CIP: 100165212815	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización no presenta dificultades para su uso tiene forma anatómica. En seguridad de uso y resultados el extremo distal es atraumático pero no presenta un reborde flexible puede ocasionar algún riesgo en pacientes con vía aérea mas compleja y con patologías mas complejas. El extremo proximal no esta coloreado por completo lo que disminuye su identificación en comparación con la oferta de INTERSURGICAL, el marcado numérico es menos visible que al oferta de INTERSURGICAL lo que puede dificultad su identificación. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad de producto.	22,5	0,2844									
1	2	SU.P.C.SANI.01.10.05.013000	E87524	TUBO orofaringe AIREACION / adulto-Longitud:[12-12];			10 %	1.577	0,284130	SPAIMED IMPORT		REF: 20112002 CIP: 100165470312	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización no presenta dificultades para su uso tiene forma anatómica. En seguridad de uso y resultados el extremo distal es atraumático pero no presenta un reborde flexible puede ocasionar algún riesgo en pacientes con vía aérea mas compleja y con patologías mas complejas. El extremo proximal no esta coloreado por completo lo que disminuye su identificación en comparación con la oferta de INTERSURGICAL, el marcado numérico es menos visible que al oferta de INTERSURGICAL lo que puede dificultad su identificación. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad de producto.	22,5										
1	3	SU.P.C.SANI.01.10.05.013000	E87488	TUBO orofaringe AIREACION / adulto-Longitud:[8-8];			10 %	1.168	0,284130	GARRIC MEDICA, S.L.		REF: 76820052 CIP: 100165198661	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización no presenta dificultades para su uso tiene forma anatómica. En seguridad de uso y resultados el extremo distal es atraumático pero no presenta un reborde flexible puede ocasionar algún riesgo en pacientes con vía aérea mas compleja y con patologías mas complejas. El extremo proximal no esta coloreado por completo lo que disminuye su identificación en comparación con la oferta de INTERSURGICAL, el marcado numérico es menos visible que al oferta de INTERSURGICAL lo que puede dificultad su identificación. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad de producto.	22,5	0,198	0,18									
1	3	SU.P.C.SANI.01.10.05.013000	E87488	TUBO orofaringe AIREACION / adulto-Longitud:[8-8];			10 %	1.168	0,284130	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L		REF: 1112080 CIP: 100007563699	Oferta muy buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización no presenta dificultades para su uso tiene forma anatómica. En seguridad de uso y resultados el extremo distal es atraumático presentando un reborde flexible que reduce el traumatismo orofaringe durante la inserción, también el extremo distal esta coloreado por completo por lo que es muy fácilmente identificable el tamaño, el marcado numérico es muy visible lo que garantiza su correcta identificación . Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad de producto.	45	0,440000	0,400000									
1	3	SU.P.C.SANI.01.10.05.013000	E87488	TUBO orofaringe AIREACION / adulto-Longitud:[8-8];			10 %	1.168	0,284130	MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.U.		REF: 830020M CIP: 100165212916	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización no presenta dificultades para su uso tiene forma anatómica. En seguridad de uso y resultados el extremo distal es atraumático pero no presenta un reborde flexible puede ocasionar algún riesgo en pacientes con vía aérea mas compleja y con patologías mas complejas. El extremo proximal no esta coloreado por completo lo que disminuye su identificación en comparación con la oferta de INTERSURGICAL, el marcado numérico es menos visible que al oferta de INTERSURGICAL lo que puede dificultad su identificación. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad de producto.	22,5	0,2844									

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR FRANCISCO DE ASIS TRIVIÑO TARRADAS 10/09/2024

VERIFICACIÓN Pk2jmF63W2D5FCN3Y779EQ2FPV3JMD

Es copia auténtica de documento electrónico

ANEXO A RESOLUCIÓN DE ADJUDICACION PAAM 58/23

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIONGC	DISPONIBILIDAD DE USO DE EQUIPAMIENTO	PRESCRIPCIONES TÉCNICAS	IVA	Unidades 2 años	Precio unitario C/IVA	PROVEEDOR	VAR	RFA	INF. TÉCNICO	PUNTOS	Precio unitario oferta c/iva	Precio unitario oferta s/iva	Importe licitacion agrupacion de lote	Importe oferta agrupacion de lote	% bajada	Puntuación oferta	Plazo de entrega	Puntuación plazo de entrega	Criterio medioambiental	Puntuación Criterio medioambiental	PUNTUACIÓN TOTAL	ADJUDICATARIO PROPUESTO
1	3	SU.P.C.SANI.01.10.05.013000	E87488	TUBO orofaringe AIREACION / adulto-Longitud:[8-8];			10 %	1.168	0,284130	SPAIMED IMPORT		REF: 20108002 CIP: 100165470 811	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización no presenta dificultades para su uso tiene forma anatómica. En seguridad de uso y resultados el extremo distal es atraumático pero no presenta un reborde flexible puede ocasionar algún riesgo en pacientes con vía aérea mas compleja y con patologías mas complejas. El extremo proximal no esta coloreado por completo lo que disminuye su identificación en comparación con la oferta de INTERSURGICAL, el marcado numérico es menos visible que al oferta de INTERSURGICAL lo que puede dificultad su identificación. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el final que va destinado con una unidad de producto.	22,5												
1	4	SU.P.C.SANI.01.10.05.013000	E87489	TUBO orofaringe AIREACION / adulto-Longitud:[9-9];			10 %	5.242	0,284130	GARRIC MEDICA, S.L.		REF: 76820053 CIP: 100165198 762	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización no presenta dificultades para su uso tiene forma anatómica. En seguridad de uso y resultados el extremo distal es atraumático pero no presenta un reborde flexible puede ocasionar algún riesgo en pacientes con vía aérea mas compleja y con patologías mas complejas. El extremo proximal no esta coloreado por completo lo que disminuye su identificación en comparación con la oferta de INTERSURGICAL, el marcado numérico es menos visible que al oferta de INTERSURGICAL lo que puede dificultad su identificación. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el final que va destinado con una unidad de producto.	22,5	0,198	0,18										
1	4	SU.P.C.SANI.01.10.05.013000	E87489	TUBO orofaringe AIREACION / adulto-Longitud:[9-9];			10 %	5.242	0,284130	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L		REF: 1113090 CIP: 100007557 335	Oferta muy buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización no presenta dificultades para su uso tiene forma anatómica. En seguridad de uso y resultados el extremo distal es atraumático presentando un reborde flexible que reduce el traumatismo orofaringe durante la inserción, también el extremo distal esta coloreado por completo por lo que es muy fácilmente identificable el tamaño, el marcado numérico es muy visible lo que garantiza su correcta identificación . Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el final que va destinado con una unidad de producto.	45	0,440000	0,400000										
1	4	SU.P.C.SANI.01.10.05.013000	E87489	TUBO orofaringe AIREACION / adulto-Longitud:[9-9];			10 %	5.242	0,284130	MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.U.		REF: 830030M CIP: 100165213 027	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización no presenta dificultades para su uso tiene forma anatómica. En seguridad de uso y resultados el extremo distal es atraumático pero no presenta un reborde flexible puede ocasionar algún riesgo en pacientes con vía aérea mas compleja y con patologías mas complejas. El extremo proximal no esta coloreado por completo lo que disminuye su identificación en comparación con la oferta de INTERSURGICAL, el marcado numérico es menos visible que al oferta de INTERSURGICAL lo que puede dificultad su identificación. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el final que va destinado con una unidad de producto.	22,5	0,2844											
1	4	SU.P.C.SANI.01.10.05.013000	E87489	TUBO orofaringe AIREACION / adulto-Longitud:[9-9];			10 %	5.242	0,284130	SPAIMED IMPORT		REF: 2010902 CIP: 100165471 225	Oferta no cumple, porque la muestra presentada es de longitud 110 cm ISO 11 y la pegatina de identificación colocada sobre el embalaje original indica longitud 9.	-												
1				VALORACIÓN TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 1						GARRIC MEDICA, S.L.				22,5			4.967,44	3.461,63	30,31%	45	24 HORAS	5	No presenta documentación	0	72,5	GARRIC MEDICA, S.L.
1				VALORACIÓN TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 1						INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L				45	Excluido por superar importe de licitacion											
1				VALORACIÓN TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 1						MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA,				22,5	Excluido por superar importe de licitacion											
1				VALORACIÓN TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 1						SPAIMED IMPORT					Excluido por no superar umbral lminimo en todos los lotes											
2	5	SU.P.C.SANI.01.10.06.112000	C24279	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON / adulto-Tamaño:6.0;			10 %	840	0,747289	AMEBIL, S.L.		REF: 211060H CIP: 100165201 501	Solo presenta muestras al lote 8 de la agrupación 2, por lo que no se pueden valorar todos los lotes y no puede ser adjudicatario. Ya que es obligatorio la presentación de muestras en todos los lotes													

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR FRANCISCO DE ASIS TRIVIÑO TARRADAS 10/09/2024

VERIFICACIÓN Pk2jmF63W2D5FCN3Y779EQ2FPV3JMD

Es copia auténtica de documento electrónico

ANEXO A RESOLUCIÓN DE ADJUDICACION PAAM 58/23

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIONGC	DISPONIBILIDAD DE USO DE EQUIPAMIENTO	PRESCRIPCIONES TÉCNICAS	IVA	Unidades 2 años	Precio unitario C/IVA	PROVEEDOR	VAR	RFA	INF. TÉCNICO	PUNTOS	Precio unitario oferta c/iva	Precio unitario oferta s/iva	Importe licitacion agrupacion de lote	Importe oferta agrupacion de lote	% bajada	Puntuación oferta	Plazo de entrega	Puntuación plazo de entrega	Criterio medioambiental	Puntuación Criterio medioambiental	PUNTUACIÓN TOTAL	ADJUDICATARIO PROPUESTO
2	5	SU.PC.SANI.01.10.06.112000	C24279	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON / adulto-Tamaño:6.0;			10 %	840	0,747285	GARRIC MEDICA, S.L.		REF: 833160 CIP: 100154262809	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas y no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización tiene diámetro externo de 8,2 por lo que en intubaciones con dificultades o anatomías específicas puede ser complicado el paso del tubo. En seguridad de uso y resultados la conexión proximal se extrae con mucha facilidad lo que puede facilitar la desconexión de la ventilación mecánica provocando desconexiones indeseadas del paciente. La conexión del neumo con el tubo esta en el tercio proximal lo que tiene menor posibilidad de enredarse en el tubo. Tiene señalización de la distancia oral nasal lo que asegura la introducción del tubo según el tipo de intubación . No tiene numeración del tubo en el testigo del neumo lo que hace que no se pueda identificar el nº del tubo de forma visible. Rendimiento y eficacia se pueden ver comprometidos por lo comentado anteriormente.	0											
2	5	SU.PC.SANI.01.10.06.112000	C24279	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON / adulto-Tamaño:6.0;			10 %	840	0,747285	IBERIAN CARE 2016, S.L.		REF: 21808 CIP: 100154247251	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas y no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización tiene diámetro externo de 8,2 por lo que en intubaciones con dificultades o anatomías específicas puede ser complicado el paso del tubo. En seguridad de uso y resultados la conexión proximal se extrae con mucha facilidad lo que puede facilitar la desconexión de la ventilación mecánica provocando desconexiones indeseadas del paciente. La conexión del neumo con el tubo esta en el centro lo que tiene mayor posibilidad de enredarse en el tubo. No tiene señalización de la distancia oral nasal por lo que no dispone de esa guía a la hora de la introducción del tubo según el tipo de intubación . No tiene numeración del tubo en el testigo del neumo lo que hace que no se pueda identificar el nº del tubo de forma visible. Rendimiento y eficacia se pueden ver comprometidos por lo comentado anteriormente.	0											
2	5	SU.PC.SANI.01.10.06.112000	C24279	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON / adulto-Tamaño:6.0;			10 %	840	0,747285	IZASA HOSPITAL, S.L.U.		REF: 623TETCB060 CIP: 100143841947	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas y no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización tiene diámetro externo de 8,2 por lo que en intubaciones con dificultades o anatomías específicas puede ser complicado el paso del tubo. En seguridad de uso y resultados la conexión proximal no se extrae con facilidad lo que asegura que no sea fácil la desconexión de la ventilación mecánica. La conexión del neumo con el tubo esta en el centro lo que tiene mayor posibilidad de enredarse en el tubo. No tiene señalización de la distancia oral nasal por lo que no dispone de esa guía a la hora de la introducción del tubo según el tipo de intubación . Si tiene numeración del tubo en el testigo del neumo lo que hace que se pueda identificar el nº del tubo de forma visible, siendo interesante para paciente de larga duración. Rendimiento y eficacia se pueden ver comprometidos por lo comentado anteriormente.	0											
2	5	SU.PC.SANI.01.10.06.112000	C24279	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON / adulto-Tamaño:6.0;			10 %	840	0,747285	MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.U.		REF: 841060 CIP: 100165213229	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas y no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización tiene diámetro externo de 8,2 por lo que en intubaciones con dificultades o anatomías específicas puede ser complicado el paso del tubo. En seguridad de uso y resultados la conexión proximal no se extrae con facilidad lo que asegura que no sea fácil la desconexión de la ventilación mecánica. La conexión del neumo con el tubo esta en el centro lo que tiene mayor posibilidad de enredarse en el tubo. No tiene señalización de la distancia oral nasal por lo que no dispone de esa guía a la hora de la introducción del tubo según el tipo de intubación . No tiene numeración del tubo en el testigo del neumo lo que hace que no se pueda identificar el nº del tubo de forma visible. Rendimiento y eficacia se pueden ver comprometidos por lo comentado anteriormente.	0											

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR FRANCISCO DE ASIS TRIVIÑO TARRADAS 10/09/2024

VERIFICACIÓN Pk2jmF63W2D5FCN3Y779EQ2FPV3JMD PÁG. 15/36

Es copia auténtica de documento electrónico

ANEXO A RESOLUCIÓN DE ADJUDICACION PAAM 58/23

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIONGC	DISPONIBILIDAD DE USO DE EQUIPAMIENTO	PRESCRIPCIONES TÉCNICAS	IVA	Unidades 2 años	Precio unitario C/IVA	PROVEEDOR	VAR	RFA	INF. TÉCNICO	PUNTOS	Precio unitario oferta c/iva	Precio unitario oferta s/iva	Importe licitacion agrupacion de lote	Importe oferta agrupacion de lote	% bajada	Puntuación oferta	Plazo de entrega	Puntuación plazo de entrega	Criterio medioambiental	Puntuación Criterio medioambiental	PUNTUACIÓN TOTAL	ADJUDICATARIO PROPUESTO
2	5	SU.PC.SANI.01.10.06.112000	C24279	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON / adulto Tamaño:6.0;			10 %	840	0,747285	OXIGEM, S.L.		REF: 511124. CIP: 1001652777063	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización tiene diámetro externo de 8 por lo que en intubaciones con dificultades o anatomías especificas es mas fácil el paso del tubo. En seguridad de uso y resultados la conexión proximal no se extrae con facilidad lo que asegura que no sea fácil la desconexión de la ventilación mecánica. La conexión del neumo con el tubo esta en el centro lo que tiene mayor posibilidad de enredarse en el tubo. No tiene señalización de la distancia oral nasal por lo que no dispone de esa guía a la hora de la introducción del tubo según el tipo de intubación . No tiene numeración del tubo en el testigo del neumo lo que hace que no se pueda identificar el nº del tubo de forma visible. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con un unidad de producto	22,5											
2	5	SU.PC.SANI.01.10.06.112000	C24279	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON / adulto Tamaño:6.0;			10 %	840	0,747285	SMITHS MEDICAL ESPAÑA		REF: 100/150/060 CIP:1000212004455	Oferta muy buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización tiene un diámetro externo de 8 por lo que en intubaciones con dificultades o anatomías especificas es mas fácil el paso del tubo. En seguridad de uso y resultados la conexión proximal no se extrae facilidad lo que asegura con que no sea fácil la desconexión de la ventilación mecánica. La conexión del neumo con el tubo esta en el centro lo que tiene mayor posibilidad de enredarse en el tubo. Si tiene señalización de la distancia oral nasal por lo que facilita a la hora de la introducción del tubo según el tipo de intubación. Si tiene numeración del tubo en el testigo del neumo lo que hace que se pueda identificar el nº del tubo de forma visible, siendo interesante para paciente de larga duración. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con un unidad de producto	45	0,7392	0,672									
2	5	SU.PC.SANI.01.10.06.112000	C24279	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON / adulto Tamaño:6.0;			10 %	840	0,747285	SPAIMED IMPORT		REF: 20760002 CIP: 1001654718 21	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas y no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización tiene diámetro externo de 8,2 por lo que en intubaciones con dificultades o anatomías especificas puede ser complicado el paso del tubo. En seguridad de uso y resultados la conexión proximal no se extrae con facilidad lo que asegura que no sea fácil la desconexión de la ventilación mecánica. La conexión del neumo con el tubo esta en el tercio proximal lo que tiene menor posibilidad de enredarse en el tubo. Tiene señalización de la distancia oral nasal lo que asegura la introducción del tubo según el tipo de intubación . No tiene numeración del tubo en el testigo del neumo lo que hace que no se pueda identificar el nº del tubo de forma visible. Rendimiento y eficacia se pueden ver comprometidos por lo comentado anteriormente.	0											
2	6	SU.PC.SANI.01.10.06.112000	C24490	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON / adulto Tamaño:6.5;			10 %	813	0,747285	AMEBIL, S.L.		REF: 211065H CIP: 1001652013 09	Solo presenta muestras al lote 8 de la agrupación 2, por lo que no se pueden valorar todos los lotes y no puede ser adjudicatario. Ya que es obligatorio la presentación de muestras en todos los lotes												
2	6	SU.PC.SANI.01.10.06.112000	C24490	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON / adulto Tamaño:6.5;			10 %	813	0,747285	GARRIC MEDICA, S.L.		REF: 833165 CIP: 1001542665 46	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas y no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización tiene diámetro externo de 8,8 por lo que en intubaciones con dificultades o anatomías especificas puede ser complicado el paso del tubo. En seguridad de uso y resultados la conexión proximal se extrae con mucha facilidad lo que puede facilitar la desconexión de la ventilación mecánica provocando desconexiones indeseadas del paciente. La conexión del neumo con el tubo esta en el tercio proximal lo que tiene menor posibilidad de enredarse en el tubo. Tiene señalización de la distancia oral nasal lo que asegura la introducción del tubo según el tipo de intubación . No tiene numeración del tubo en el testigo del neumo lo que hace que no se pueda identificar el nº del tubo de forma visible. Rendimiento y eficacia se pueden ver comprometidos por lo comentado anteriormente.	0											

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR FRANCISCO DE ASIS TRIVIÑO TARRADAS 10/09/2024

VERIFICACIÓN Pk2jmF63W2D5FCN3Y779EQ2FPV3JMD

Es copia auténtica de documento electrónico

ANEXO A RESOLUCIÓN DE ADJUDICACION PAAM 58/23

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIONGC	DISPONIBILIDAD DE USO DE EQUIPAMIENTO	PRESCRIPCIONES TÉCNICAS	IVA	Unidades 2 años	Precio unitario C/IVA	PROVEEDOR	VAR	RFA	INF. TÉCNICO	PUNTOS	Precio unitario oferta c/iva	Precio unitario oferta s/iva	Importe licitacion agrupacion de lote	Importe oferta agrupacion de lote	% bajada	Puntuación oferta	Plazo de entrega	Puntuación plazo de entrega	Criterio medioambiental	Puntuación Criterio medioambiental	PUNTUACIÓN TOTAL	ADJUDICATARIO PROPUESTO
2	6	SU.P.C.SANI.01.10.06.112000	C24490	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON / adulto-Tamaño:6.5;			10 %	813	0,747285	IBERIAN CARE 2016, S.L.		REF: 21809 CIP: 100154247 253	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas y no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización tiene diámetro externo de 8,7 por lo que en intubaciones con dificultades o anatomías específicas puede ser complicado el paso del tubo. A pesar del diámetro en seguridad de uso y resultados la conexión proximal se extrae con mucha facilidad lo que puede facilitar la desconexión de la ventilación mecánica provocando desconexiones indeseadas del paciente. La conexión del neumo con el tubo esta en el centro lo que tiene mayor posibilidad de enredarse en el tubo. No tiene señalización de la distancia oral nasal por lo que no dispone de esa guía a la hora de la introducción del tubo según el tipo de intubación . No tiene numeración del tubo en el testigo del neumo lo que hace que no se pueda identificar el nº del tubo de forma visible. Rendimiento y eficacia se pueden ver comprometidos por lo comentado anteriormente.	0											
2	6	SU.P.C.SANI.01.10.06.112000	C24490	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON / adulto-Tamaño:6.5;			10 %	813	0,747285	IZASA HOSPITAL, S.L.U.		REF: 623TETCB065 CIP: 100131163088	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas y no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización tiene diámetro externo de 8,8 por lo que en intubaciones con dificultades o anatomías específicas puede ser complicado el paso del tubo. En seguridad de uso y resultados la conexión proximal no se extrae con facilidad lo que asegura que no sea fácil la desconexión de la ventilación mecánica. La conexión del neumo con el tubo esta en el centro lo que tiene mayor posibilidad de enredarse en el tubo. No tiene señalización de la distancia oral nasal por lo que no dispone de esa guía a la hora de la introducción del tubo según el tipo de intubación . Si tiene numeración del tubo en el testigo del neumo lo que hace que se pueda identificar el nº del tubo de forma visible, siendo interesante para paciente de larga duración. Rendimiento y eficacia se pueden ver comprometidos por lo comentado anteriormente.	0											
2	6	SU.P.C.SANI.01.10.06.112000	C24490	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON / adulto-Tamaño:6.5;			10 %	813	0,747285	MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.U.		REF: 841065 CIP: 100165213421	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas y no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización tiene diámetro externo de 8,8 por lo que en intubaciones con dificultades o anatomías específicas puede ser complicado el paso del tubo. En seguridad de uso y resultados la conexión proximal no se extrae con facilidad lo que asegura que no sea fácil la desconexión de la ventilación mecánica. La conexión del neumo con el tubo esta en el centro lo que tiene mayor posibilidad de enredarse en el tubo. No tiene señalización de la distancia oral nasal por lo que no dispone de esa guía a la hora de la introducción del tubo según el tipo de intubación . No tiene numeración del tubo en el testigo del neumo lo que hace que no se pueda identificar el nº del tubo de forma visible. Rendimiento y eficacia se pueden ver comprometidos por lo comentado anteriormente.	0											
2	6	SU.P.C.SANI.01.10.06.112000	C24490	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON / adulto-Tamaño:6.5;			10 %	813	0,747285	OXIGEM, S.L.		REF: 511126. CIP: 100165277265	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas y no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización tiene diámetro externo de 8,7 por lo que en intubaciones con dificultades o anatomías específicas puede dificultar el paso del tubo. En seguridad de uso y resultados la conexión proximal no se extrae con facilidad lo que asegura que no sea fácil la desconexión de la ventilación mecánica. La conexión del neumo con el tubo esta en el centro lo que tiene mayor posibilidad de enredarse en el tubo. No tiene señalización de la distancia oral nasal por lo que no dispone de esa guía a la hora de la introducción del tubo según el tipo de intubación . No tiene numeración del tubo en el testigo del neumo lo que hace que no se pueda identificar el nº del tubo de forma visible. Rendimiento y eficacia se pueden ver comprometidos por el grosor del tubo.	0											
2	6	SU.P.C.SANI.01.10.06.112000	C24490	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON / adulto-Tamaño:6.5;			10 %	813	0,747285	SMITHS MEDICAL ESPAÑA		REF: 100/150/065 CIP: 100021200556	Oferta muy buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización tiene un diámetro externo de 8,5 por lo que en intubaciones con dificultades o anatomías específicas es mas fácil el paso del tubo. En seguridad de uso y resultados la conexión proximal no se extrae facilidad lo que asegura con que no sea fácil la desconexión de la ventilación mecánica. La conexión del neumo con el tubo esta en el centro lo que tiene mayor posibilidad de enredarse en el tubo. Si tiene señalización de la distancia oral nasal por lo que facilita a la hora de la introducción del tubo según el tipo de intubación. Si tiene numeración del tubo en el testigo del neumo lo que hace que se pueda identificar el nº del tubo de forma visible, siendo interesante para paciente de larga duración. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con un unidad de producto	45	0,7392	0,672									

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR FRANCISCO DE ASIS TRIVIÑO TARRADAS 10/09/2024

VERIFICACIÓN Pk2jmF63W2D5FCN3Y779EQ2FPV3JMD PÁG. 17/36

Es copia auténtica de documento electrónico

ANEXO A RESOLUCIÓN DE ADJUDICACION PAAM 58/23

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIONGC	DISPONIBILIDAD DE USO DE EQUIPAMIENTO	PRESCRIPCIONES TÉCNICAS	IVA	Unidades 2 años	Precio unitario C/IVA	PROVEEDOR	VAR	RFA	INF. TÉCNICO	PUNTOS	Precio unitario oferta c/iva	Precio unitario oferta s/iva	Importe licitacion agrupacion de lote	Importe oferta agrupacion de lote	% bajada	Puntuación oferta	Plazo de entrega	Puntuación plazo de entrega	Criterio medioambiental	Puntuación Criterio medioambiental	PUNTUACIÓN TOTAL	ADJUDICATARIO PROPUESTO
2	6	SU.PC.SANI.01.10.06.112000	C24490	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON / adulto-Tamaño:6.5;			10 %	813	0,747285	SPAIMED IMPORT		REF: 20765002 CIP: 1001654721 34	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas y no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización tiene diámetro externo de 8,8 por lo que en intubaciones con dificultades o anatomías específicas puede ser complicado el paso del tubo. En seguridad de uso y resultados la conexión proximal no se extrae con facilidad lo que asegura que no sea fácil la desconexión de la ventilación mecánica. La conexión del neumo con el tubo esta en el tercio proximal lo que tiene menor posibilidad de enredarse en el tubo. Tiene señalización de la distancia oral nasal lo que asegura la introducción del tubo según el tipo de intubación . No tiene numeración del tubo en el testigo del neumo lo que hace que no se pueda identificar el nº del tubo de forma visible. Rendimiento y eficacia se pueden ver comprometidos por lo comentado anteriormente.	0											
2	7	SU.PC.SANI.01.10.06.112000	C24275	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON / adulto-Tamaño:7.0;			10 %	4.666	0,747285	AMEBIL, S.L.		REF: 211070H CIP: 1001652014 00	Solo presenta muestras al lote 8 de la agrupación 2, por lo que no se pueden valorar todos los lotes y no puede ser adjudicatario. Ya que es obligatorio la presentación de muestras en todos los lotes.	-											
2	7	SU.PC.SANI.01.10.06.112000	C24275	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON / adulto-Tamaño:7.0;			10 %	4.666	0,747285	GARRIC MEDICA, S.L.		REF: 833170 CIP: 1001542666 47	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas y no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización tiene diámetro externo de 9,6 por lo que en intubaciones con dificultades o anatomías específicas puede ser complicado el paso del tubo. En seguridad de uso y resultados la conexión proximal se extrae con mucha facilidad lo que puede facilitar la desconexión de la ventilación mecánica provocando desconexiones indeseadas del paciente. La conexión del neumo con el tubo esta en el tercio proximal lo que tiene menor posibilidad de enredarse en el tubo. Tiene señalización de la distancia oral nasal lo que asegura la introducción del tubo según el tipo de intubación . No tiene numeración del tubo en el testigo del neumo lo que hace que no se pueda identificar el nº del tubo de forma visible. Rendimiento y eficacia se pueden ver comprometidos por lo comentado anteriormente.	0											
2	7	SU.PC.SANI.01.10.06.112000	C24275	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON / adulto-Tamaño:7.0;			10 %	4.666	0,747285	IBERIAN CARE 2016, S.L.		REF: 21810 CIP: 1001542475 54	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas y no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización tiene diámetro externo de 9,3 por lo que en intubaciones con dificultades o anatomías específicas puede ser complicado el paso del tubo. En seguridad de uso y resultados la conexión proximal se extrae con mucha facilidad lo que puede facilitar la desconexión de la ventilación mecánica provocando desconexiones indeseadas del paciente. La conexión del neumo con el tubo esta en el centro lo que tiene mayor posibilidad de enredarse en el tubo. No tiene señalización de la distancia oral nasal por lo que no dispone de esa guía a la hora de la introducción del tubo según el tipo de intubación . No tiene numeración del tubo en el testigo del neumo lo que hace que no se pueda identificar el nº del tubo de forma visible. Rendimiento y eficacia se pueden ver comprometidos por lo comentado anteriormente.	0											
2	7	SU.PC.SANI.01.10.06.112000	C24275	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON / adulto-Tamaño:7.0;			10 %	4.666	0,747285	IZASA HOSPITAL, S.L.U.		REF: 623TETCB070 CIP: 1001311631 89	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas y no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización tiene diámetro externo de 9,6 por lo que en intubaciones con dificultades o anatomías específicas puede ser complicado el paso del tubo. En seguridad de uso y resultados la conexión proximal no se extrae con facilidad lo que asegura que no sea fácil la desconexión de la ventilación mecánica. La conexión del neumo con el tubo esta en el centro lo que tiene mayor posibilidad de enredarse en el tubo. No tiene señalización de la distancia oral nasal por lo que no dispone de esa guía a la hora de la introducción del tubo según el tipo de intubación . Si tiene numeración del tubo en el testigo del neumo lo que hace que se pueda identificar el nº del tubo de forma visible, siendo interesante para paciente de larga duración. Rendimiento y eficacia se pueden ver comprometidos por lo comentado anteriormente.	0											

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR FRANCISCO DE ASIS TRIVIÑO TARRADAS 10/09/2024

VERIFICACIÓN Pk2jmF63W2D5FCN3Y779EQ2FPV3JMD

Es copia auténtica de documento electrónico

ANEXO A RESOLUCIÓN DE ADJUDICACION PAAM 58/23

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIONGC	DISPONIBILIDAD DE USO DE EQUIPAMIENTO	PRESCRIPCIONES TÉCNICAS	IVA	Unidades 2 años	Precio unitario C/IVA	PROVEEDOR	VAR	RFA	INF. TÉCNICO	PUNTOS	Precio unitario oferta c/iva	Precio unitario oferta s/iva	Importe licitacion agrupacion de lote	Importe oferta agrupacion de lote	% bajada	Puntuación oferta	Plazo de entrega	Puntuación plazo de entrega	Criterio medioambiental	Puntuación Criterio medioambiental	PUNTUACIÓN TOTAL	ADJUDICATARIO PROPUESTO
2	7	SU.PC.SANI.01.10.06.112000	C24275	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON / adulto-Tamaño:7.0;			10 %	4.666	0,747285	MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.U.		REF: 841070 CIP: 100165213522	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas y no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización tiene diámetro externo de 9,6 por lo que en intubaciones con dificultades o anatomías específicas puede ser complicado el paso del tubo. En seguridad de uso y resultados la conexión proximal no se extrae con facilidad lo que asegura que no sea fácil la desconexión de la ventilación mecánica. La conexión del neumo con el tubo esta en el centro lo que tiene mayor posibilidad de enredarse en el tubo. No tiene señalización de la distancia oral nasal por lo que no dispone de esa guía a la hora de la introducción del tubo según el tipo de intubación . No tiene numeración del tubo en el testigo del neumo lo que hace que no se pueda identificar el nº del tubo de forma visible. Rendimiento y eficacia se pueden ver comprometidos por lo comentado anteriormente.	0											
2	7	SU.PC.SANI.01.10.06.112000	C24275	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON / adulto-Tamaño:7.0;			10 %	4.666	0,747285	OXIGEM, S.L.		REF: 511128. CIP: 100165277366	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización tiene diámetro externo de 9,3 por lo que en intubaciones con dificultades o anatomías específicas es mas fácil el paso del tubo. En seguridad de uso y resultados la conexión proximal no se extrae con facilidad lo que asegura que no sea fácil la desconexión de la ventilación mecánica. La conexión del neumo con el tubo esta en el centro lo que tiene mayor posibilidad de enredarse en el tubo. No tiene señalización de la distancia oral nasal por lo que no dispone de esa guía a la hora de la introducción del tubo según el tipo de intubación . No tiene numeración del tubo en el testigo del neumo lo que hace que no se pueda identificar el nº del tubo de forma visible. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con un unidad de producto	22,5											
2	7	SU.PC.SANI.01.10.06.112000	C24275	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON / adulto-Tamaño:7.0;			10 %	4.666	0,747285	SMITHS MEDICAL ESPAÑA		REF: 100/150/070 CIP: 1000212006 57	Oferta muy buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización tiene un diámetro externo de 9,2 por lo que en intubaciones con dificultades o anatomías específicas es mas fácil el paso del tubo. En seguridad de uso y resultados la conexión proximal no se extrae facilidad lo que asegura con que no sea fácil la desconexión de la ventilación mecánica. La conexión del neumo con el tubo esta en el centro lo que tiene mayor posibilidad de enredarse en el tubo. Si tiene señalización de la distancia oral nasal por lo que facilita a la hora de la introducción del tubo según el tipo de intubación. Si tiene numeración del tubo en el testigo del neumo lo que hace que se pueda identificar el nº del tubo de forma visible, siendo interesante para paciente de larga duración. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con un unidad de producto	45	0,7392	0,672									
2	7	SU.PC.SANI.01.10.06.112000	C24275	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON / adulto-Tamaño:7.0;		LIBRE DE LATEX. CON VALVULA DE INFLADO Y CONTROL EXTERNO. CONEXIÓN UNIVERSAL PARA OTRO TIPO DE DISPOSITIVOS. EXTREMO DISTAL ATRAUMÁTICO. CON BALÓN DE GRAN VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN. CON SEÑALIZACIÓN RADIOPACA. PRESENTACIÓN INDIVIDUAL ESTÉRIL. CON VÁLVULA	10 %	4.666	0,747285	SPAIMED IMPORT		REF: 20770002 CIP: 100165472235	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas y no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización tiene diámetro externo de 9,6 por lo que en intubaciones con dificultades o anatomías específicas puede ser complicado el paso del tubo. En seguridad de uso y resultados la conexión proximal no se extrae con facilidad lo que asegura que no sea fácil la desconexión de la ventilación mecánica. La conexión del neumo con el tubo esta en el tercio proximal lo que tiene menor posibilidad de enredarse en el tubo. Tiene señalización de la distancia oral nasal lo que asegura la introducción del tubo según el tipo de intubación . No tiene numeración del tubo en el testigo del neumo lo que hace que no se pueda identificar el nº del tubo de forma visible. Rendimiento y eficacia se pueden ver comprometidos por lo comentado anteriormente.	0											
2	8	SU.PC.SANI.01.10.06.112000	C24278	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON / adulto-Tamaño:7.5;			10 %	8.272	0,747285	AMEBIL, S.L.		REF: 211075H CIP: 100165201602	Solo presenta muestras al lote 8 de la agrupación 2, por lo que no se pueden valorar todos los lotes y no puede ser adjudicatario	-											

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR FRANCISCO DE ASIS TRIVIÑO TARRADAS 10/09/2024

VERIFICACIÓN Pk2jmF63W2D5FCN3Y779EQ2FPV3JMD PÁG. 19/36

Es copia auténtica de documento electrónico

ANEXO A RESOLUCIÓN DE ADJUDICACION PAAM 58/23

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIONGC	DISPONIBILIDAD DE USO DE EQUIPAMIENTO	PRESCRIPCIONES TÉCNICAS	IVA	Unidades 2 años	Precio unitario C/IVA	PROVEEDOR	VAR	RFA	INF. TÉCNICO	PUNTOS	Precio unitario oferta c/iva	Precio unitario oferta s/iva	Importe licitacion agrupacion de lote	Importe oferta agrupacion de lote	% bajada	Puntuación oferta	Plazo de entrega	Puntuación plazo de entrega	Criterio medioambiental	Puntuación Criterio medioambiental	PUNTUACIÓN TOTAL	ADJUDICATARIO PROPUESTO
2	8	SU.PC.SANI.01.10.06.112000	C24278	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON / adulto-Tamaño:7.5;		ANTIRETORNO. MATERIAL PVC. TRANSPARENTE. TERMOSENSIBLE.	10 %	8.272	0,747289	GARRIC MEDICA, S.L.		REF: 833175 CIP: 100154266748	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas y no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización tiene diámetro externo de 10,2 por lo que en intubaciones con dificultades o anatomías específicas puede ser complicado el paso del tubo. En seguridad de uso y resultados la conexión proximal se extrae con mucha facilidad lo que puede facilitar la desconexión de la ventilación mecánica provocando desconexiones indeseadas del paciente. La conexión del neumo con el tubo esta en el tercio proximal lo que tiene menor posibilidad de enredarse en el tubo. Tiene señalización de la distancia oral nasal lo que asegura la introducción del tubo según el tipo de intubación . No tiene numeración del tubo en el testigo del neumo lo que hace que no se pueda identificar el nº del tubo de forma visible. Rendimiento y eficacia se pueden ver comprometidos por lo comentado anteriormente.	0										
2	8	SU.PC.SANI.01.10.06.112000	C24278	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON / adulto-Tamaño:7.5;			10 %	8.272	0,747289	IBERIAN CARE 2016, S.L.		REF:21811 CIP:100154247655	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas y no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización tiene diámetro externo de 10 por lo que en intubaciones con dificultades o anatomías específicas facilita el paso del tubo. A pesar del diámetro en seguridad de uso y resultados la conexión proximal se extrae con mucha facilidad lo que puede facilitar la desconexión de la ventilación mecánica provocando desconexiones indeseadas del paciente. La conexión del neumo con el tubo esta en el centro lo que tiene mayor posibilidad de enredarse en el tubo. No tiene señalización de la distancia oral nasal por lo que no dispone de esa guía a la hora de la introducción del tubo según el tipo de intubación . No tiene numeración del tubo en el testigo del neumo lo que hace que no se pueda identificar el nº del tubo de forma visible. Rendimiento y eficacia se pueden ver comprometidos por lo comentado anteriormente.	0										
2	8	SU.PC.SANI.01.10.06.112000	C24278	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON / adulto-Tamaño:7.5;			10 %	8.272	0,747289	IZASA HOSPITAL, S.L.U.		REF: 623TETCB075 CIP:100131154592	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas y no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización tiene diámetro externo de 10,2 por lo que en intubaciones con dificultades o anatomías específicas puede ser complicado el paso del tubo. En seguridad de uso y resultados la conexión proximal no se extrae con facilidad lo que asegura que no sea fácil la desconexión de la ventilación mecánica. La conexión del neumo con el tubo esta en el centro lo que tiene mayor posibilidad de enredarse en el tubo. No tiene señalización de la distancia oral nasal por lo que no dispone de esa guía a la hora de la introducción del tubo según el tipo de intubación . Si tiene numeración del tubo en el testigo del neumo lo que hace que se pueda identificar el nº del tubo de forma visible, siendo interesante para paciente de larga duración. Rendimiento y eficacia se pueden ver comprometidos por lo comentado anteriormente.	0										
2	8	SU.PC.SANI.01.10.06.112000	C24278	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON / adulto-Tamaño:7.5;			10 %	8.272	0,747289	MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.U.		REF: 841075 CIP:100165213724	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas y no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización tiene diámetro externo de 10,2 por lo que en intubaciones con dificultades o anatomías específicas puede ser complicado el paso del tubo. En seguridad de uso y resultados la conexión proximal no se extrae con facilidad lo que asegura que no sea fácil la desconexión de la ventilación mecánica. La conexión del neumo con el tubo esta en el centro lo que tiene mayor posibilidad de enredarse en el tubo. No tiene señalización de la distancia oral nasal por lo que no dispone de esa guía a la hora de la introducción del tubo según el tipo de intubación . No tiene numeración del tubo en el testigo del neumo lo que hace que no se pueda identificar el nº del tubo de forma visible. Rendimiento y eficacia se pueden ver comprometidos por lo comentado anteriormente.	0										
2	8	SU.PC.SANI.01.10.06.112000	C24278	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON / adulto-Tamaño:7.5;			10 %	8.272	0,747289	OXIGEM, S.L.		REF: 511130.. CIP:100165277467	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización tiene diámetro externo de 10 por lo que en intubaciones con dificultades o anatomías específicas es mas fácil el paso del tubo. En seguridad de uso y resultados la conexión proximal no se extrae con facilidad lo que asegura que no sea fácil la desconexión de la ventilación mecánica. La conexión del neumo con el tubo esta en el centro lo que tiene mayor posibilidad de enredarse en el tubo. No tiene señalización de la distancia oral nasal por lo que no dispone de esa guía a la hora de la introducción del tubo según el tipo de intubación . No tiene numeración del tubo en el testigo del neumo lo que hace que no se pueda identificar el nº del tubo de forma visible. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con un unidad de producto	22,5										

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR FRANCISCO DE ASIS TRIVIÑO TARRADAS 10/09/2024

VERIFICACIÓN Pk2jmF63W2D5FCN3Y779EQ2FPV3JMD

Es copia auténtica de documento electrónico

ANEXO A RESOLUCIÓN DE ADJUDICACION PAAM 58/23

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIONGC	DISPONIBILIDAD DE USO DE EQUIPAMIENTO	PRESCRIPCIONES TÉCNICAS	IVA	Unidades 2 años	Precio unitario C/IVA	PROVEEDOR	VAR	RFA	INF. TÉCNICO	PUNTOS	Precio unitario oferta c/iva	Precio unitario oferta s/iva	Importe licitacion agrupacion de lote	Importe oferta agrupacion de lote	% bajada	Puntuación oferta	Plazo de entrega	Puntuación plazo de entrega	Criterio medioambiental	Puntuación Criterio medioambiental	PUNTUACIÓN TOTAL	ADJUDICATARIO PROPUESTO
2	8	SU.PC.SANI.01.10.06.112000	C24278	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON / adulto-Tamaño:7.5;			10 %	8.272	0,747285	SMITHS MEDICAL ESPAÑA		REF: 100/150/075 CIP: 100021200758	Oferta muy buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización tiene un diámetro externo de 10 por lo que en intubaciones con dificultades o anatomías específicas es mas fácil el paso del tubo. En seguridad de uso y resultados la conexión proximal no se extrae facilidad lo que asegura con que no sea fácil la desconexión de la ventilación mecánica. La conexión del neumo con el tubo esta en el centro lo que tiene mayor posibilidad de enredarse en el tubo. Si tiene señalización de la distancia oral nasal por lo que facilita a la hora de la introducción del tubo según el tipo de intubación. Si tiene numeración del tubo en el testigo del neumo lo que hace que se pueda identificar el nº del tubo de forma visible, siendo interesante para paciente de larga duración. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con un unidad de producto	45	0,7392	0,672									
2	8	SU.PC.SANI.01.10.06.112000	C24278	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON / adulto-Tamaño:7.5;			10 %	8.272	0,747285	SPAIMED IMPORT		REF: 20775002 CIP: 100165472336	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas y no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización tiene diámetro externo de 10,2 por lo que en intubaciones con dificultades o anatomías específicas puede ser complicado el paso del tubo. En seguridad de uso y resultados la conexión proximal no se extrae con facilidad lo que asegura que no sea fácil la desconexión de la ventilación mecánica. La conexión del neumo con el tubo esta en el tercio proximal lo que tiene menor posibilidad de enredarse en el tubo. Tiene señalización de la distancia oral nasal lo que asegura la introducción del tubo según el tipo de intubación . No tiene numeración del tubo en el testigo del neumo lo que hace que no se pueda identificar el nº del tubo de forma visible. Rendimiento y eficacia se pueden ver comprometidos por lo comentado anteriormente.	0										
2	9	SU.PC.SANI.01.10.06.112000	C24492	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON / adulto-Tamaño:8.0;			10 %	5.870	0,747285	AMEBIL, S.L.		REF: 211080H CIP: 100165201703	Solo presenta muestras al lote 8 de la agrupación 2, por lo que no se pueden valorar todos los lotes y no puede ser adjudicatario. Ya que es obligatorio la presentación de muestras en todos los lotes.												
2	9	SU.PC.SANI.01.10.06.112000	C24492	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON / adulto-Tamaño:8.0;			10 %	5.870	0,747285	GARRIC MEDICA, S.L.		REF:833180 CIP: 100154262900	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas y no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización tiene diámetro externo de 10,9 por lo que en intubaciones con dificultades o anatomías específicas puede ser complicado el paso del tubo. En seguridad de uso y resultados la conexión proximal se extrae con mucha facilidad lo que puede facilitar la desconexión de la ventilación mecánica provocando desconexiones indeseadas del paciente. La conexión del neumo con el tubo esta en el tercio proximal lo que tiene menor posibilidad de enredarse en el tubo. Tiene señalización de la distancia oral nasal lo que asegura la introducción del tubo según el tipo de intubación . No tiene numeración del tubo en el testigo del neumo lo que hace que no se pueda identificar el nº del tubo de forma visible. Rendimiento y eficacia se pueden ver comprometidos por lo comentado anteriormente.	0										
2	9	SU.PC.SANI.01.10.06.112000	C24492	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON / adulto-Tamaño:8.0;			10 %	5.870	0,747285	IBERIAN CARE 2016, S.L.		REF: 21812 CIP: 100154247756	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas y no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización tiene diámetro externo de 10,7 por lo que en intubaciones con dificultades o anatomías específicas puede ser complicado el paso del tubo. A pesar del diámetro en seguridad de uso y resultados la conexión proximal se extrae con mucha facilidad lo que puede facilitar la desconexión de la ventilación mecánica provocando desconexiones indeseadas del paciente. La conexión del neumo con el tubo esta en el centro lo que tiene mayor posibilidad de enredarse en el tubo. No tiene señalización de la distancia oral nasal por lo que no dispone de esa guía a la hora de la introducción del tubo según el tipo de intubación . No tiene numeración del tubo en el testigo del neumo lo que hace que no se pueda identificar el nº del tubo de forma visible. Rendimiento y eficacia se pueden ver comprometidos por lo comentado anteriormente.	0										

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR FRANCISCO DE ASIS TRIVIÑO TARRADAS 10/09/2024

VERIFICACIÓN Pk2jmF63W2D5FCN3Y779EQ2FPV3JMD

Es copia auténtica de documento electrónico

ANEXO A RESOLUCIÓN DE ADJUDICACION PAAM 58/23

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIONGC	DISPONIBILIDAD DE USO DE EQUIPAMIENTO	PRESCRIPCIONES TÉCNICAS	IVA	Unidades 2 años	Precio unitario C/IVA	PROVEEDOR	VAR	RFA	INF. TÉCNICO	PUNTOS	Precio unitario oferta c/iva	Precio unitario oferta s/iva	Importe licitacion agrupacion de lote	Importe oferta agrupacion de lote	% bajada	Puntuación oferta	Plazo de entrega	Puntuación plazo de entrega	Criterio medioambiental	Puntuación Criterio medioambiental	PUNTUACIÓN TOTAL	ADJUDICATARIO PROPUESTO
2	9	SU.PC.SANI.01.10.06.112000	C24492	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON / adulto-Tamaño:8.0;			10 %	5.870	0,747289	IZASA HOSPITAL, S.L.U.		REF:623TETCB080 CIP:100131163280	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas y no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización tiene diámetro externo de 10,9 por lo que en intubaciones con dificultades o anatomías específicas puede ser complicado el paso del tubo. En seguridad de uso y resultados la conexión proximal no se extrae con facilidad lo que asegura que no sea fácil la desconexión de la ventilación mecánica. La conexión del neumo con el tubo esta en el centro lo que tiene mayor posibilidad de enredarse en el tubo. No tiene señalización de la distancia oral nasal por lo que no dispone de esa guía a la hora de la introducción del tubo según el tipo de intubación . Si tiene numeración del tubo en el testigo del neumo lo que hace que se pueda identificar el nº del tubo de forma visible, siendo interesante para paciente de larga duración. Rendimiento y eficacia se pueden ver comprometidos por lo comentado anteriormente.	0											
2	9	SU.PC.SANI.01.10.06.112000	C24492	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON / adulto-Tamaño:8.0;			10 %	5.870	0,747289	MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.U.		REF:841080 CIP:100165213825	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas y no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización tiene diámetro externo de 10,9 por lo que en intubaciones con dificultades o anatomías específicas puede ser complicado el paso del tubo. En seguridad de uso y resultados la conexión proximal no se extrae con facilidad lo que asegura que no sea fácil la desconexión de la ventilación mecánica. La conexión del neumo con el tubo esta en el centro lo que tiene mayor posibilidad de enredarse en el tubo. No tiene señalización de la distancia oral nasal por lo que no dispone de esa guía a la hora de la introducción del tubo según el tipo de intubación . No tiene numeración del tubo en el testigo del neumo lo que hace que no se pueda identificar el nº del tubo de forma visible. Rendimiento y eficacia se pueden ver comprometidos por lo comentado anteriormente.	0											
2	9	SU.PC.SANI.01.10.06.112000	C24492	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON / adulto-Tamaño:8.0;			10 %	5.870	0,747289	OXIGEM, S.L.		REF:511132. CIP:100165277568	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización tiene diámetro externo de 10,7 por lo que en intubaciones con dificultades o anatomías específicas es mas fácil el paso del tubo. En seguridad de uso y resultados la conexión proximal no se extrae con facilidad lo que asegura que no sea fácil la desconexión de la ventilación mecánica. La conexión del neumo con el tubo esta en el centro lo que tiene mayor posibilidad de enredarse en el tubo. No tiene señalización de la distancia oral nasal por lo que no dispone de esa guía a la hora de la introducción del tubo según el tipo de intubación . No tiene numeración del tubo en el testigo del neumo lo que hace que no se pueda identificar el nº del tubo de forma visible. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con un unidad de producto	22,5											
2	9	SU.PC.SANI.01.10.06.112000	C24492	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON / adulto-Tamaño:8.0;			10 %	5.870	0,747289	SMITHS MEDICAL ESPAÑA		REF: 100/150/080 CIP:100021200859	Oferta muy buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización tiene un diámetro externo de 10,7 por lo que en intubaciones con dificultades o anatomías específicas es mas fácil el paso del tubo. En seguridad de uso y resultados la conexión proximal no se extrae facilidad lo que asegura con que no sea fácil la desconexión de la ventilación mecánica. La conexión del neumo con el tubo esta en el centro lo que tiene mayor posibilidad de enredarse en el tubo. Si tiene señalización de la distancia oral nasal por lo que facilita a la hora de la introducción del tubo según el tipo de intubación. Si tiene numeración del tubo en el testigo del neumo lo que hace que se pueda identificar el nº del tubo de forma visible, siendo interesante para paciente de larga duración. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con un unidad de producto	45	0,7392	0,672									
2	9	SU.PC.SANI.01.10.06.112000	C24492	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON / adulto-Tamaño:8.0;			10 %	5.870	0,747289	SPAIMED IMPORT		REF: 20780002 CIP:100165472437	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas y no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización tiene diámetro externo de 10,9 por lo que en intubaciones con dificultades o anatomías específicas puede ser complicado el paso del tubo. En seguridad de uso y resultados la conexión proximal no se extrae con facilidad lo que asegura que no sea fácil la desconexión de la ventilación mecánica. La conexión del neumo con el tubo esta en el tercio proximal lo que tiene menor posibilidad de enredarse en el tubo. Tiene señalización de la distancia oral nasal lo que asegura la introducción del tubo según el tipo de intubación . No tiene numeración del tubo en el testigo del neumo lo que hace que no se pueda identificar el nº del tubo de forma visible. Rendimiento y eficacia se pueden ver comprometidos por lo comentado anteriormente.	0											

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR FRANCISCO DE ASIS TRIVIÑO TARRADAS 10/09/2024

VERIFICACIÓN Pk2jmF63W2D5FCN3Y779EQ2FPV3JMD

Es copia auténtica de documento electrónico

ANEXO A RESOLUCIÓN DE ADJUDICACION PAAM 58/23

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACION GC	DISPONIBILIDAD DE USO DE EQUIPAMIENTO	PRESCRIPCIONES TÉCNICAS	IVA	Unidades 2 años	Precio unitario C/IVA	PROVEEDOR	VAR	RFA	INF. TÉCNICO	PUNTOS	Precio unitario oferta c/iva	Precio unitario oferta s/iva	Importe licitacion agrupacion de lote	Importe oferta agrupacion de lote	% bajada	Puntuación oferta	Plazo de entrega	Puntuación plazo de entrega	Criterio medioambiental	Puntuación Criterio medioambiental	PUNTUACIÓN TOTAL	ADJUDICATARIO PROPUESTO
2	10	SU.PC.SANI.01.10.06.112000	C24277	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON / adulto-Tamaño:8.5;			10 %	1.413	0,747285	AMEBIL, S.L.		REF: 211085H CIP: 100165201804	Solo presenta muestras al lote 8 de la agrupación 2, por lo que no se pueden valorar todos los lotes y no puede ser adjudicatario. Ya que es obligatorio la presentación de muestras en todos los lotes	-												
2	10	SU.PC.SANI.01.10.06.112000	C24277	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON / adulto-Tamaño:8.5;			10 %	1.413	0,747285	GARRIC MEDICA, S.L.		REF: 833185 CIP: 100154263011	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas y no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización tiene diámetro externo de 11,5 por lo que en intubaciones con dificultades o anatomías específicas puede ser complicado el paso del tubo. En seguridad de uso y resultados la conexión proximal se extrae con mucha facilidad lo que puede facilitar la desconexión de la ventilación mecánica provocando desconexiones indeseadas del paciente. La conexión del neumo con el tubo esta en el tercio proximal lo que tiene menor posibilidad de enredarse en el tubo. Tiene señalización de la distancia oral nasal lo que asegura la introducción del tubo según el tipo de intubación . No tiene numeración del tubo en el testigo del neumo lo que hace que no se pueda identificar el nº del tubo de forma visible. Rendimiento y eficacia se pueden ver comprometidos por lo comentado anteriormente.	0											
2	10	SU.PC.SANI.01.10.06.112000	C24277	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON / adulto-Tamaño:8.5;			10 %	1.413	0,747285	IBERIAN CARE 2016, S.L.		REF: 21813 CIP: 100154247857	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas y no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización tiene diámetro externo de 10,7 por lo que en intubaciones con dificultades o anatomías específicas puede ser complicado el paso del tubo. A pesar del diámetro en seguridad de uso y resultados la conexión proximal se extrae con mucha facilidad lo que puede facilitar la desconexión de la ventilación mecánica provocando desconexiones indeseadas del paciente. La conexión del neumo con el tubo esta en el centro lo que tiene mayor posibilidad de enredarse en el tubo. No tiene señalización de la distancia oral nasal por lo que no dispone de esa guía a la hora de la introducción del tubo según el tipo de intubación . No tiene numeración del tubo en el testigo del neumo lo que hace que no se pueda identificar el nº del tubo de forma visible. Rendimiento y eficacia se pueden ver comprometidos por lo comentado anteriormente.	0											
2	10	SU.PC.SANI.01.10.06.112000	C24277	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON / adulto-Tamaño:8.5;			10 %	1.413	0,747285	IZASA HOSPITAL, S.L.U.		REF: 623TETCB085 CIP: 100131163381	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas y no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización tiene diámetro externo de 11,5 por lo que en intubaciones con dificultades o anatomías específicas puede ser complicado el paso del tubo. En seguridad de uso y resultados la conexión proximal no se extrae con facilidad lo que asegura que no sea fácil la desconexión de la ventilación mecánica. La conexión del neumo con el tubo esta en el centro lo que tiene mayor posibilidad de enredarse en el tubo. No tiene señalización de la distancia oral nasal por lo que no dispone de esa guía a la hora de la introducción del tubo según el tipo de intubación . Si tiene numeración del tubo en el testigo del neumo lo que hace que se pueda identificar el nº del tubo de forma visible, siendo interesante para paciente de larga duración. Rendimiento y eficacia se pueden ver comprometidos por lo comentado anteriormente.	0											
2	10	SU.PC.SANI.01.10.06.112000	C24277	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON / adulto-Tamaño:8.5;			10 %	1.413	0,747285	MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.U.		REF: 841085 CIP: 100165214138	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas y no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización tiene diámetro externo de 11,5 por lo que en intubaciones con dificultades o anatomías específicas puede ser complicado el paso del tubo. En seguridad de uso y resultados la conexión proximal no se extrae con facilidad lo que asegura que no sea fácil la desconexión de la ventilación mecánica. La conexión del neumo con el tubo esta en el centro lo que tiene mayor posibilidad de enredarse en el tubo. No tiene señalización de la distancia oral nasal por lo que no dispone de esa guía a la hora de la introducción del tubo según el tipo de intubación . No tiene numeración del tubo en el testigo del neumo lo que hace que no se pueda identificar el nº del tubo de forma visible. Rendimiento y eficacia se pueden ver comprometidos por lo comentado anteriormente.	0											

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR FRANCISCO DE ASIS TRIVIÑO TARRADAS 10/09/2024

VERIFICACIÓN Pk2jmF63W2D5FCN3Y779EQ2FPV3JMD

Es copia auténtica de documento electrónico

ANEXO A RESOLUCIÓN DE ADJUDICACION PAAM 58/23

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIONGC	DISPONIBILIDAD DE USO DE EQUIPAMIENTO	PRESCRIPCIONES TÉCNICAS	IVA	Unidades 2 años	Precio unitario C/IVA	PROVEEDOR	VAR	RFA	INF. TÉCNICO	PUNTOS	Precio unitario oferta c/iva	Precio unitario oferta s/iva	Importe licitacion agrupacion de lote	Importe oferta agrupacion de lote	% bajada	Puntuación oferta	Plazo de entrega	Puntuación plazo de entrega	Criterio medioambiental	Puntuación Criterio medioambiental	PUNTUACIÓN TOTAL	ADJUDICATARIO PROPUESTO
2	10	SU.PC.SANI.01.10.06.112000	C24277	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON / adulto-Tamaño:8.5;			10 %	1.413	0,747285	OXIGEM, S.L.		REF: 511134. CIP: 1001652776 69	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización tiene diámetro externo de 11,3 por lo que en intubaciones con dificultades o anatomías especificas es mas fácil el paso del tubo. En seguridad de uso y resultados la conexión proximal no se extrae con facilidad lo que asegura que no sea fácil la desconexión de la ventilación mecánica. La conexión del neumo con el tubo esta en el centro lo que tiene mayor posibilidad de enredarse en el tubo. No tiene señalización de la distancia oral nasal por lo que no dispone de esa guía a la hora de la introducción del tubo según el tipo de intubación. No tiene numeración del tubo en el testigo del neumo lo que hace que no se pueda identificar el nº del tubo de forma visible. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con un unidad de producto	22,5											
2	10	SU.PC.SANI.01.10.06.112000	C24277	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON / adulto-Tamaño:8.5;			10 %	1.413	0,747285	SMITHS MEDICAL ESPAÑA		REF: 100/150/085 CIP: 1000212009 50	Oferta muy buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización tiene un diámetro externo de 11,3 por lo que en intubaciones con dificultades o anatomías especificas es mas fácil el paso del tubo. En seguridad de uso y resultados la conexión proximal no se extrae facilidad lo que asegura con que no sea fácil la desconexión de la ventilación mecánica. La conexión del neumo con el tubo esta en el centro lo que tiene mayor posibilidad de enredarse en el tubo. Si tiene señalización de la distancia oral nasal por lo que facilita a la hora de la introducción del tubo según el tipo de intubación. Si tiene numeración del tubo en el testigo del neumo lo que hace que se pueda identificar el nº del tubo de forma visible, siendo interesante para paciente de larga duración. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con un unidad de producto	45	0,7392	0,672										
2	10	SU.PC.SANI.01.10.06.112000	C24277	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON / adulto-Tamaño:8.5;			10 %	1.413	0,747285	SPAIMED IMPORT		REF: 207850021 CIP: 1001654726 730	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas y no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización tiene diámetro externo de 11,5 por lo que en intubaciones con dificultades o anatomías especificas puede ser complicado el paso del tubo. En seguridad de uso y resultados la conexión proximal no se extrae con facilidad lo que asegura que no sea fácil la desconexión de la ventilación mecánica. La conexión del neumo con el tubo esta en el tercio proximal lo que tiene menor posibilidad de enredarse en el tubo. Tiene señalización de la distancia oral nasal lo que asegura la introducción del tubo según el tipo de intubación. No tiene numeración del tubo en el testigo del neumo lo que hace que no se pueda identificar el nº del tubo de forma visible. Rendimiento y eficacia se pueden ver comprometidos por lo comentado anteriormente.	0											
2				VALORACIÓN TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 2						AMEBIL, S.L.				-	Excluido por no presentar muestras a todos los lotes										
2				VALORACIÓN TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 2						GARRIC MEDICA, S.L.				0	Excluido por no superar umbral mínimo										
2				VALORACIÓN TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 2						IBERIAN CARE 2016, S.L.				0	Excluido por no superar umbral mínimo										
2				VALORACIÓN TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 2						IZASA HOSPITAL, S.L.U.				0	Excluido por no superar umbral mínimo										
2				VALORACIÓN TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 2						MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA,				0	Excluido por no superar umbral mínimo										
2				VALORACIÓN TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 2						OXIGEM, S.L.				0	Excluido por no superar umbral mínimo										
2				VALORACIÓN TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 2						SMITHS MEDICAL ESPAÑA				45			16.346,11	16.169,26	1,08%	13,5	PLAZO MAYOR DE 24 HORAS Y MENOR DE 48 HORAS	5	Presenta declaración responsable que no es documento válido para acreditar el criterio	0	63,5	SMITHS MEDICAL ESPAÑA
2				VALORACIÓN TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 2						SPAIMED IMPORT				0	Excluido por no superar umbral mínimo										
3	11	SU.PC.SANI.01.10.06.312000	C24499	TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALON / adulto-Tamaño:7.0;			10 %	1.714	4,481400	AMEBIL, S.L.		REF: 214070H CIP: 1001651119	Solo presenta muestra en el lote 12, por lo que no podemos valorarlo y no puede ser adjudicataria.	-											

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR FRANCISCO DE ASIS TRIVIÑO TARRADAS 10/09/2024

VERIFICACIÓN Pk2jmF63W2D5FCN3Y779EQ2FPV3JMD PÁG. 24/36

Es copia auténtica de documento electrónico

ANEXO A RESOLUCIÓN DE ADJUDICACION PAAM 58/23

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIONGC	DISPONIBILIDAD DE USO DE EQUIPAMIENTO	PRESCRIPCIONES TÉCNICAS	IVA	Unidades 2 años	Precio unitario C/IVA	PROVEEDOR	VAR	RFA	INF. TÉCNICO	PUNTOS	Precio unitario oferta c/iva	Precio unitario oferta s/iva	Importe licitacion agrupacion de lote	Importe oferta agrupacion de lote	% bajada	Puntuación oferta	Plazo de entrega	Puntuación plazo de entrega	Criterio medioambiental	Puntuación Criterio medioambiental	PUNTUACIÓN TOTAL	ADJUDICATARIO PROPUESTO
3	11	SU.PC.SANI.01.10.06.312000	C24499	TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALON / adulto-Tamaño:7.0;			10 %	1.714	4,48140	IBERIAN CARE 2016, S.L.		REF: TRTI 7.0A CIP: 100165084 115	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas y no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización tiene un diámetro externo de 9,8 por lo que en intubaciones con dificultades o anatomías específicas puede dificultar el paso del tubo. Y además es mas flexible que la oferta mejor valora de MBA por lo que hace que en intubaciones difíciles y con anatomías específicas sea mas complicado realizar el procedimiento comprometiendo la seguridad de uso y resultados. La forma del neumo tiene forma de pera lo que hace que la superficie de sellado sea menor y se escurra y lo que puede provocar la estanqueidad de la vía aérea. Si trae guía incorporada por lo que no habría que comprarla. En seguridad de uso y resultado no tiene memoria de acodamiento por lo que garantiza la no obstrucción de a vía y la adecuada ventilación. La conexión del neumo con el tubo esta en el tercio proximal lo que tiene menor posibilidad de enredarse en el tubo. No tiene señalización de la distancia oral nasal por lo que no dispone de esa guía a la hora de la introducción del tubo según el tipo de intubación. No tiene numeración del tubo en el testigo del neumo lo que hace que no se pueda identificar el nº del tubo de forma visible. Rendimiento y eficacia se pueden ver comprometidos por lo indicado.	0											
3	11	SU.PC.SANI.01.10.06.312000	C24499	TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALON / adulto-Tamaño:7.0;			10 %	1.714	4,48140	IZASA HOSPITAL, S.L.U.		REF: 623TETRCB070 CIP: 100115783 428	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas y no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización tiene un diámetro externo de 9,6 por lo que en intubaciones con dificultades o anatomías específicas puede favorecer el paso del tubo por su grosor, pero es mas flexible que la oferta mejor valora de MBA por lo que hace que en intubaciones difíciles y con anatomías específicas sea mas complicado realizar el procedimiento comprometiendo la seguridad de uso y resultados. La forma del neumo es buena lo que hace que la superficie de sellado sea mayor y garantiza la estanqueidad de la vía aérea. No trae guía incorporada por lo que habría que comprarla. En seguridad de uso y resultado tiene memoria de acodamiento por lo que puede obstruir y disminuir la adecuada ventilación. La conexión del neumo con el tubo esta muy proximal lo que tiene menor posibilidad de enredarse en el tubo. No tiene señalización de la distancia oral nasal por lo que no dispone de esa guía a la hora de la introducción del tubo según el tipo de intubación. Si tiene numeración del tubo en el testigo del neumo lo que hace que se pueda identificar el nº del tubo de forma visible, siendo interesante para paciente de larga duración. Rendimiento y eficacia se pueden ver comprometidos por lo indicado.	0											
3	11	SU.PC.SANI.01.10.06.312000	C24499	TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALON / adulto-Tamaño:7.0;			10 %	1.714	4,48140	MBA INCORPORADO, S.L.		REF: TETR70D CIP: 100089010 696	Oferta muy buena, cumple prescripciones técnicas y no aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización tiene un diámetro externo de 9,5 por lo que en intubaciones con dificultades o anatomías específicas es mas fácil el paso del tubo. En seguridad de uso y resultados a forma del neumo hace que la superficie de sellado sea mayor y garantiza la estanqueidad de la vía aérea. Trae guía incorporada por lo que no habría que comprarla. En seguridad de uso y resultado no tiene memoria de acodamiento por lo que no hay riesgo de obstrucción de la vía favoreciendo la ventilación. El tubo es rígido por lo que hace que en intubaciones difíciles y con anatomías específicas sea mejor su manejabilidad. La conexión del neumo con el tubo esta en el tercio proximal lo que tiene menor posibilidad de enredarse en el tubo. No tiene señalización de la distancia oral nasal por lo que no dispone de esa guía a la hora de la introducción del tubo según el tipo de intubación . No tiene numeración del tubo en el testigo del neumo lo que hace que no se pueda identificar el nº del tubo de forma visible. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con un unidad de producto. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad de producto.	45	3,85	3,50									
3	11	SU.PC.SANI.01.10.06.312000	C24499	TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALON / adulto-Tamaño:7.0;			10 %	1.714	4,48140	MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.U.		REF: 849070 CIP: 100165102 905	Oferta no cumple prescripciones técnicas el tubo presentado como muestra es la ref 841070 la cual no es un tubo reforzado por lo que no cumple con lo solicitado. Y de la ref ofertada 849070 no disponemos de muestra.	-											

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR FRANCISCO DE ASIS TRIVIÑO TARRADAS 10/09/2024

VERIFICACIÓN Pk2jmF63W2D5FCN3Y779EQ2FPV3JMD PÁG. 25/36

Es copia auténtica de documento electrónico

ANEXO A RESOLUCIÓN DE ADJUDICACION PAAM 58/23

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIONGC	DISPONIBILIDAD DE USO DE EQUIPAMIENTO	PRESCRIPCIONES TÉCNICAS	IVA	Unidades 2 años	Precio unitario C/IVA	PROVEEDOR	VAR	RFA	INF. TÉCNICO	PUNTOS	Precio unitario oferta c/iva	Precio unitario oferta s/iva	Importe licitacion agrupacion de lote	Importe oferta agrupacion de lote	% bajada	Puntuación oferta	Plazo de entrega	Puntuación plazo de entrega	Criterio medioambiental	Puntuación Criterio medioambiental	PUNTUACIÓN TOTAL	ADJUDICATARIO PROPUESTO
3	11	SU.PC.SANI.01.10.06.312000	C24499	TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALON / adulto-Tamaño:7.0;			10 %	1.714	4,48140	MEDTRONIC IBÉRICA, S.A.		REF:118-70M CIP:100019854246	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización tiene un diámetro externo de 9,7 por lo que en intubaciones con dificultades o anatomías específicas puede dificultar el paso del tubo pro su grosor, pero al tener una rigidez muy adecuada hace que en intubaciones difíciles y con anatomías específicas sea mejor su manejabilidad y la forma del neumo hace que la superficie de sellado sea mayor y garantiza la estanqueidad de la vía aérea. No trae guía incorporada por lo que habría que comprarla. En seguridad de uso y resultado no tiene memoria de acodamiento por lo que no hay riesgo de obstrucción de la vía favoreciendo la ventilación. La conexión del neumo con el tubo esta muy proximal lo que tiene menor posibilidad de enredarse en el tubo. Tiene señalización de la distancia oral nasal lo que asegura la introducción del tubo según el tipo de intubación . No tiene numeración del tubo en el testigo del neumo lo que hace que no se pueda identificar el nº del tubo de forma visible. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad de producto. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad de producto.	22,5	4,235										
3	11	SU.PC.SANI.01.10.06.312000	C24499	TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALON / adulto-Tamaño:7.0;			10 %	1.714	4,48140	OXIGEM, S.L.		REF: 514128 CIP:100090539942	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas y no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización tiene un diámetro externo de 9,5 por lo que en intubaciones con dificultades o anatomías específicas puede favorecer el paso del tubo, pero es mas flexible que la oferta mejor valora de MBA por lo que hace que en intubaciones difíciles y con anatomías específicas sea mas complicado realizar el procedimiento comprometiendo la seguridad de uso y resultados. la forma del neumo no es asimétrica por lo que hace que la superficie de sellado no sea uniforme lo que puede provocar la estanqueidad de la vía aérea. No trae guía incorporada por lo que habría que comprarla. En seguridad de uso y resultado tiene memoria de acodamiento por lo que puede obstruir y disminuir la adecuada ventilación. La conexión del neumo con el tubo esta muy proximal lo que tiene menor posibilidad de enredarse en el tubo. No tiene señalización de la distancia oral nasal por lo que no dispone de esa guía a la hora de la introducción del tubo según el tipo de intubación. No tiene numeración del tubo en el testigo del neumo lo que hace que no se pueda identificar el nº del tubo de forma visible. Rendimiento y eficacia se pueden ver comprometidos por lo indicado.	0										
3	11	SU.PC.SANI.01.10.06.312000	C24499	TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALON / adulto-Tamaño:7.0;			10 %	1.714	4,48140	SPAIMED IMPORT		REF: 21470002 CIP:100165472932	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas y no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización tiene un diámetro externo de 9,6 por lo que en intubaciones con dificultades o anatomías específicas puede favorecer el paso del tubo por su grosor, pero es mas flexible que la oferta mejor valora de MBA por lo que hace que en intubaciones difíciles y con anatomías específicas sea mas complicado realizar el procedimiento comprometiendo la seguridad de uso y resultados. La forma del neumo es buena lo que hace que la superficie de sellado sea mayor y garantiza la estanqueidad de la vía aérea. No trae guía incorporada por lo que habría que comprarla. En seguridad de uso y resultado no tiene memoria de acodamiento por lo que disminuye el riesgo de obstrucción y favorece la adecuada ventilación. La conexión del neumo con el tubo esta muy proximal lo que tiene menor posibilidad de enredarse en el tubo. Tiene señalización de la distancia oral nasal lo que asegura la introducción del tubo según el tipo de intubación . No tiene numeración del tubo en el testigo del neumo lo que hace que no se pueda identificar el nº del tubo de forma visible. Rendimiento y eficacia se pueden ver comprometidos por lo indicado.	0										

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR FRANCISCO DE ASIS TRIVIÑO TARRADAS 10/09/2024

VERIFICACIÓN Pk2jmF63W2D5FCN3Y779EQ2FPV3JMD

Es copia auténtica de documento electrónico

ANEXO A RESOLUCIÓN DE ADJUDICACION PAAM 58/23

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIONGC	DISPONIBILIDAD DE USO DE EQUIPAMIENTO	PRESCRIPCIONES TÉCNICAS	IVA	Unidades 2 años	Precio unitario C/IVA	PROVEEDOR	VAR	RFA	INF. TÉCNICO	PUNTOS	Precio unitario oferta c/iva	Precio unitario oferta s/iva	Importe licitacion agrupacion de lote	Importe oferta agrupacion de lote	% bajada	Puntuación oferta	Plazo de entrega	Puntuación plazo de entrega	Criterio medioambiental	Puntuación Criterio medioambiental	PUNTUACIÓN TOTAL	ADJUDICATARIO PROPUESTO
3	11	SU.PC.SANI.01.10.06.312000	C24499	TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALON / adulto-Tamaño:7.0;		LIBRE DE LATEX. CON VALVULA DE INFLADO Y CONTROL EXTERNO. CONEXIÓN UNIVERSAL PARA OTRO TIPO DE DISPOSITIVOS FIJA. EXTREMO DISTAL ATRAUMÁTICO. CON BALÓN DE GRAN VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN. CON SEÑALIZACIÓN RADIOPACA. PRESENTACIÓN INDIVIDUAL ESTÉRIL. CON VÁLVULA ANTIRRETORNO. MATERIAL PVC. TRANSPARENTE. TERMOSENSIBLE. REFUERZO INTERIOR DE LA PARED CON ESPIRAL METÁLICA CON FLEXIBILIDAD QUE PERMITA LA MANIPULACIÓN, PERO QUE NO MANTENGA SE ACODE Y COLAPSE. INTEGRADA EN EL PVC DEL CUERPO DEL TUBO.	10 %	1.714	4,48140	TELEFLEX MEDICAL, S.A.U.		REF: 104202-000070 CIP: 1000005740401	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas y no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización tiene un diámetro externo de 9,6 por lo que en intubaciones con dificultades o anatomías específicas puede favorecer el paso del tubo por su grosor, pero es mas flexible que la oferta mejor valora de MBA por lo que hace que en intubaciones difíciles y con anatomías específicas sea mas complicado realizar el procedimiento comprometiendo la seguridad de uso y resultados. La forma del neumo es buena lo que hace que la superficie de sellado sea mayor y garantiza la estanqueidad de la vía aérea. No trae guía incorporada por lo que habría que comprarla. En seguridad de uso y resultado tiene memoria de acodamiento por lo que puede obstruir y disminuir la adecuada ventilación. La conexión del neumo con el tubo esta muy proximal lo que tiene menor posibilidad de enredarse en el tubo. No tiene señalización de la distancia oral nasal por lo que no dispone de esa guía a la hora de la introducción del tubo según el tipo de intubación. Si tiene numeración del tubo en el testigo del neumo lo que hace que se pueda identificar el nº del tubo de forma visible, siendo interesante para paciente de larga duración. Rendimiento y eficacia se pueden ver comprometidos por lo indicado.	0										
3	12	SU.PC.SANI.01.10.06.312000	B82062	TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALON / adulto-Tamaño:7.5;			10 %	2.434	4,48140	AMEBIL, S.L.		REF:21407SH CIP: 1001651115 92	Solo presenta muestra en el lote 12, por lo que no podemos valorarlo y no puede ser adjudicataria.	-											
3	12	SU.PC.SANI.01.10.06.312000	B82062	TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALON / adulto-Tamaño:7.5;			10 %	2.434	4,48140	IBERIAN CARE 2016, S.L.		REF: RTI 7.5A CIP: 1001650844 18	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas y no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización tiene un diámetro externo de 10,3 aunque puede no dificultar el paso del tubo por su grosor, el tubo es mas flexible que la oferta mejor valora de MBA por lo que hace que en intubaciones difíciles y con anatomías específicas sea mas complicado realizar el procedimiento comprometiendo la seguridad de uso y resultados. La forma del neumo tiene forma de pera lo que hace que la superficie de sellado sea menor y se escurra y lo que puede provocar la estanqueidad de la vía aérea. Si trae guía incorporada por lo que no habría que comprarla. En seguridad de uso y resultado no tiene memoria de acodamiento por lo que garantiza la no obstrucción de a vía y la adecuada ventilación. La conexión del neumo con el tubo esta en el tercio proximal lo que tiene menor posibilidad de enredarse en el tubo. No tiene señalización de la distancia oral nasal por lo que no dispone de esa guía a la hora de la introducción del tubo según el tipo de intubación. No tiene numeración del tubo en el testigo del neumo lo que hace que no se pueda identificar el nº del tubo de forma visible. Rendimiento y eficacia se pueden ver comprometidos por lo indicado.	0										
3	12	SU.PC.SANI.01.10.06.312000	B82062	TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALON / adulto-Tamaño:7.5;			10 %	2.434	4,48140	IZASA HOSPITAL, S.L.U.		REF: 623TETRCB075 CIP: 1001157835 29	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas y no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización tiene un diámetro externo de 10,2 por lo que en intubaciones con dificultades o anatomías específicas no dificulta el paso del tubo por su grosor, el tubo es es mas flexible que la oferta mejor valora de MBA por lo que hace que en intubaciones difíciles y con anatomías específicas sea mas complicado realizar el procedimiento comprometiendo la seguridad de uso y resultados. La forma del neumo es buena lo que hace que la superficie de sellado sea mayor y garantiza la estanqueidad de la vía aérea. No trae guía incorporada por lo que habría que comprarla. En seguridad de uso y resultado tiene memoria de acodamiento por lo que puede obstruir y disminuir la adecuada ventilación. La conexión del neumo con el tubo esta muy proximal lo que tiene menor posibilidad de enredarse en el tubo. No tiene señalización de la distancia oral nasal por lo que no dispone de esa guía a la hora de la introducción del tubo según el tipo de intubación. Si tiene numeración del tubo en el testigo del neumo lo que hace que se pueda identificar el nº del tubo de forma visible, siendo interesante para paciente de larga duración. Rendimiento y eficacia se pueden ver comprometidos por lo indicado.	0										

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR FRANCISCO DE ASIS TRIVIÑO TARRADAS 10/09/2024

VERIFICACIÓN Pk2jmF63W2D5FCN3Y779EQ2FPV3JMD

Es copia auténtica de documento electrónico

ANEXO A RESOLUCIÓN DE ADJUDICACION PAAM 58/23

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACION GC	DISPONIBILIDAD DE USO DE EQUIPAMIENTO	PRESCRIPCIONES TÉCNICAS	IVA	Unidades 2 años	Precio unitario C/IVA	PROVEEDOR	VAR	RFA	INF. TÉCNICO	PUNTOS	Precio unitario oferta c/iva	Precio unitario oferta s/iva	Importe licitacion agrupacion de lote	Importe oferta agrupacion de lote	% bajada	Puntuación oferta	Plazo de entrega	Puntuación plazo de entrega	Criterio medioambiental	Puntuación Criterio medioambiental	PUNTUACIÓN TOTAL	ADJUDICATARIO PROPUESTO
3	12	SU.PC.SANI.01.10.06.312000	B82062	TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALON / adulto-Tamaño:7.5;			10 %	2.434	4,481400	MBA INCORPORADO, S.L.		REF: TETR75D CIP: 100089020091	Oferta muy buena, cumple prescripciones técnicas y no aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización tiene un diámetro externo de 10,2 por lo que en intubaciones con dificultades o anatomías especificas es mas fácil el paso del tubo. En seguridad de uso y resultados a forma del neumo hace que la superficie de sellado sea mayor y garantiza la estanqueidad de la vía aérea. Trae guía incorporada por lo que no habría que comprarla. En seguridad de uso y resultado no tiene memoria de acodamiento por lo que no hay riesgo de obstrucción de la vía favoreciendo la ventilación. El tubo es rígido por lo que hace que en intubaciones difíciles y con anatomías especificas sea mejor su manejabilidad. La conexión del neumo con el tubo esta en el tercio proximal lo que tiene menor posibilidad de enredarse en el tubo. No tiene señalización de la distancia oral nasal por lo que no dispone de esa guía a la hora de la introducción del tubo según el tipo de intubación . No tiene numeración del tubo en el testigo del neumo lo que hace que no se pueda identificar el nº del tubo de forma visible. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con un unidad de producto. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad de producto.	45	3,85	3,50									
3	12	SU.PC.SANI.01.10.06.312000	B82062	TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALON / adulto-Tamaño:7.5;			10 %	2.434	4,481400	MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.U.		REF: 849075 CIP: 100165103016	Oferta no cumple prescripciones técnicas el tubo presentado como muestra es la ref 841070 la cual no es un tubo reforzado por lo que no cumple con lo solicitado. Y de la ref ofertada 849070 no disponemos de muestra.	-												
3	12	SU.PC.SANI.01.10.06.312000	B82062	TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALON / adulto-Tamaño:7.5;			10 %	2.434	4,481400	MEDTRONIC IBÉRICA, S.A.		REF: 118-75M CIP: 100019854347	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización tiene un diámetro externo de 10,3 por lo que en intubaciones con dificultades o anatomías especificas facilita el paso del tubo. Además tiene una rigidez adecuada en seguridad de uso y resultados hace que en intubaciones difíciles y con anatomías especificas sea mejor su manejabilidad y la forma del neumo hace que la superficie de sellado sea mayor y garantiza la estanqueidad de la vía aérea. No trae guía incorporada por lo que habría que comprarla. En seguridad de uso y resultado no tiene memoria de acodamiento por lo que no hay riesgo de obstrucción de la vía favoreciendo la ventilación. La conexión del neumo con el tubo esta muy proximal lo que tiene menor posibilidad de enredarse en el tubo. Tiene señalización de la distancia oral nasal lo que asegura la introducción del tubo según el tipo de intubación . No tiene numeración del tubo en el testigo del neumo lo que hace que no se pueda identificar el nº del tubo de forma visible. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con un unidad de producto. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad de producto.	22,5	4,235										
3	12	SU.PC.SANI.01.10.06.312000	B82062	TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALON / adulto-Tamaño:7.5;			10 %	2.434	4,481400	OXIGEM, S.L.		REF: 514130 CIP: 100090539841	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas y no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización tiene un diámetro externo de 10,2 por lo que en intubaciones con dificultades o anatomías especificas favorece el paso del tubo, pero es mas flexible que la oferta mejor valora de MBA por lo que hace que en intubaciones difíciles y con anatomías especificas sea mas complicado realizar el procedimiento comprometiendo la seguridad de uso y resultados. la forma del neumo no es asimétrica por lo que hace que la superficie de sellado no sea uniforme lo que puede provocar la estanqueidad de la vía aérea. No trae guía incorporada por lo que habría que comprarla. En seguridad de uso y resultado tiene memoria de acodamiento por lo que puede obstruir y disminuir la adecuada ventilación. La conexión del neumo con el tubo esta muy proximal lo que tiene menor posibilidad de enredarse en el tubo. No tiene señalización de la distancia oral nasal por lo que no dispone de esa guía a la hora de la introducción del tubo según el tipo de intubación. No tiene numeración del tubo en el testigo del neumo lo que hace que no se pueda identificar el nº del tubo de forma visible. Rendimiento y eficacia se pueden ver comprometidos por lo indicado.	0										

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR FRANCISCO DE ASIS TRIVIÑO TARRADAS 10/09/2024

VERIFICACIÓN Pk2jmF63W2D5FCN3Y779EQ2FPV3JMD

Es copia auténtica de documento electrónico

ANEXO A RESOLUCIÓN DE ADJUDICACION PAAM 58/23

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIONGC	DISPONIBILIDAD DE USO DE EQUIPAMIENTO	PRESCRIPCIONES TÉCNICAS	IVA	Unidades 2 años	Precio unitario C/IVA	PROVEEDOR	VAR	RFA	INF. TÉCNICO	PUNTOS	Precio unitario oferta c/iva	Precio unitario oferta s/iva	Importe licitacion agrupacion de lote	Importe oferta agrupacion de lote	% bajada	Puntuación oferta	Plazo de entrega	Puntuación plazo de entrega	Criterio medioambiental	Puntuación Criterio medioambiental	PUNTUACIÓN TOTAL	ADJUDICATARIO PROPUESTO
3	12	SU.P.C.SANI.01.10.06.312000	B82062	TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALON / adulto-Tamaño:7.5;			10 %	2.434	4,481400	SPAIMED IMPORT		REF: 21475002 CIP: 100165473144	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas y no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización tiene un diámetro externo de 10,2 por lo que en intubaciones con dificultades o anatomías especificas puede favorecer el paso del tubo por su grosor, pero es mas flexible que la oferta mejor valora de MBA por lo que hace que en intubaciones difíciles y con anatomías específicas sea mas complicado realizar el procedimiento comprometiendo la seguridad de uso y resultados. La forma del neumo es buena lo que hace que la superficie de sellado sea mayor y garantiza la estanqueidad de la vía aérea. No trae guía incorporada por lo que habría que comprarla. En seguridad de uso y resultado no tiene memoria de acodamiento por lo que disminuye el riesgo de obstrucción y favorece la adecuada ventilación. La conexión del neumo con el tubo esta muy proximal lo que tiene menor posibilidad de enredarse en el tubo. Tiene señalización de la distancia oral nasal lo que asegura la introducción del tubo según el tipo de intubación . No tiene numeración del tubo en el testigo del neumo lo que hace que no se pueda identificar el nº del tubo de forma visible. Rendimiento y eficacia se pueden ver comprometidos por lo indicado.	0										
3	12	SU.P.C.SANI.01.10.06.312000	B82062	TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALON / adulto-Tamaño:7.5;			10 %	2.434	4,481400	TELEFLEX MEDICAL, S.A.U.		REF: 144202-000075 CIP: 100000574906	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas y no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización tiene un diámetro externo de 10,2 por lo que en intubaciones con dificultades o anatomías especificas puede favorecer el paso del tubo por su grosor, pero es mas flexible que la oferta mejor valora de MBA por lo que hace que en intubaciones difíciles y con anatomías específicas sea mas complicado realizar el procedimiento comprometiendo la seguridad de uso y resultados. La forma del neumo es buena lo que hace que la superficie de sellado sea mayor y garantiza la estanqueidad de la vía aérea. No trae guía incorporada por lo que habría que comprarla. En seguridad de uso y resultado tiene memoria de acodamiento por lo que puede obstruir y disminuir la adecuada ventilación. La conexión del neumo con el tubo esta muy proximal lo que tiene menor posibilidad de enredarse en el tubo. No tiene señalización de la distancia oral nasal por lo que no dispone de esa guía a la hora de la introducción del tubo según el tipo de intubación. Si tiene numeración del tubo en el testigo del neumo lo que hace que se pueda identificar el nº del tubo de forma visible, siendo interesante para paciente de larga duración. Rendimiento y eficacia se pueden ver comprometidos por lo indicado.	0										
3				VALORACIÓN TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 3						AMEBIL, S.L.				-	Excluido por no presentar muestras a todos los lotes										
3				VALORACIÓN TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 3						IBERIAN CARE 2016, S.L.				0	Excluido por no superar umbral minimo										
3				VALORACIÓN TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 3						IZASA HOSPITAL, S.L.U.				0	Excluido por no superar umbral minimo										
3				VALORACIÓN TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 3						MBA INCORPORADO, S.L.				45			18588,8472	15969,8	14,09%	45	ORD: < 48 H	5	Presenta declaración responsable que no es documento válido para acreditar el criterio	0	95	MBA INCORPORADO, S.L.
3				VALORACIÓN TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 3						MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA,				-	Excluido por no cumplir prescripciones tecnicas										
3				VALORACIÓN TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 3						MEDTRONIC IBÉRICA, S.A.				22,9			18588,8472	17566,78	5,50%	37,68292683	48 HORAS	5	Presenta certificado FSC cadena de custodia en vigor que es certificado válido para acreditar el criterio	5	70,18	
3				VALORACIÓN TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 3						OXIGEM, S.L.				0	Excluido por no superar umbral minimo										
3				VALORACIÓN TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 3						SPAIMED IMPORT				0	Excluido por no superar umbral minimo										
3				VALORACIÓN TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 3						TELEFLEX MEDICAL, S.A.U.				0	Excluido por no superar umbral minimo										

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR FRANCISCO DE ASIS TRIVIÑO TARRADAS 10/09/2024

VERIFICACIÓN Pk2jmF63W2D5FCN3Y779EQ2FPV3JMD PÁG. 29/36

Es copia auténtica de documento electrónico

ANEXO A RESOLUCIÓN DE ADJUDICACION PAAM 58/23

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIONGC	DISPONIBILIDAD DE USO DE EQUIPAMIENTO	PRESCRIPCIONES TÉCNICAS	IVA	Unidades 2 años	Precio unitario C/IVA	PROVEEDOR	VAR	RFA	INF. TÉCNICO	PUNTOS	Precio unitario oferta c/iva	Precio unitario oferta s/iva	Importe licitacion agrupacion de lote	Importe oferta agrupacion de lote	% bajada	Puntuación oferta	Plazo de entrega	Puntuación plazo de entrega	Criterio medioambiental	Puntuación Criterio medioambiental	PUNTUACIÓN TOTAL	ADJUDICATARIO PROPUESTO
4	13	SU.P.C.SANI.01.10.07.100001	B50853	TUBO ENDOTRAQUEAL SELECTIVO BRONQUIO / adulto-Diámetro:[37-37];Seleccionar Pulmón:izquierdo;		LIBRE DE LATEX. CON VÁLVULA DE INFLADO Y CONTROL EXTERNO. EXTREMO DISTAL ATRAUMÁTICO. CON BALÓN DE GRAN VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN. CON SEÑALIZACIÓN RADIOPACA. PRESENTACIÓN INDIVIDUAL ESTÉRIL, CON VÁLVULA ANTIRETORNO. MATERIAL PVC. TRANSPARENTE. TERMOSENSIBLE. FABRICADO EN PVC SUAVE Y TRANSPARENTE, CON VÁLVULAS DE INFLADO FÁCILMENTE IDENTIFICABLE CON TEXTO DE COLOR. CONECTOR DOBLE GIRATORIO ESTÁNDAR CON VENTILADOR Y TUBO BRONQUIAL. CON DOS SONDAS DE ASPIRACIÓN Y FIADOR. CON MARCAS DE PROFUNDIDAD SITUADAS POR ENCIMA DEL BALÓN PARA PODER POSICIONAR EL TUBO. LINEA RADIOPACA CONTINUA. MARCAS ADICIONALES EN EL BALÓN.	10 %	239	30,318750	IZASA HOSPITAL, S.L.U.		REF: 623TEBI37CH CIP: 100165086832	Oferta muy buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización no presenta dificultades para su uso. En seguridad de uso y resultado la parte distal de la luz bronquial es muy adecuada lo que favorece la anastomosis bronquial al cirujano en el trasplante pulmonar. El sistema de conexión a la tubuladura presenta una rigidez muy adecuada que evita acomodamientos en la posición decúbito lateral así como tiene señalizado apertura y cierre de ambas luces. Rendimiento y eficacia muy adecuados consiguiendo el fin al que va destinado.	45	28,490000	25,900000									
4	13	SU.P.C.SANI.01.10.07.100001	B50853	TUBO ENDOTRAQUEAL SELECTIVO BRONQUIO / adulto-Diámetro:[37-37];Seleccionar Pulmón:izquierdo;			10 %	239	30,318750	MBA INCORPORADO, S.L.		REF: DLT37L CIP: 100098568337	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas pero no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización no presenta dificultades para su uso. En seguridad de uso y resultados aunque dispone de sistema de seguridad para bloquear alguna de las ramas de ventilación, la parte distal de la luz bronquial es mas larga que la oferta de IZASA lo que puede dificultar la anastomosis bronquial al cirujano en el trasplante pulmonar solicitando la retirada del tubo con el riesgo de herniación del neumo a la luz traqueal. Rendimiento y eficacia se pueden ver comprometidos.	0										
4	13	SU.P.C.SANI.01.10.07.100001	B50853	TUBO ENDOTRAQUEAL SELECTIVO BRONQUIO / adulto-Diámetro:[37-37];Seleccionar Pulmón:izquierdo;			10 %	239	30,318750	MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.U.		REF: 847037-LZ CIP: 100165103319	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas pero no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización no presenta dificultades para su uso. En seguridad de uso y resultados aunque dispone de sistema de seguridad para bloquear alguna de las ramas de ventilación, la parte distal de la luz bronquial es mas larga que la oferta de IZASA lo que puede dificultar la anastomosis bronquial al cirujano en el trasplante pulmonar solicitando la retirada del tubo con el riesgo de herniación del neumo a la luz traqueal. Rendimiento y eficacia se pueden ver comprometidos.	0										
4	13	SU.P.C.SANI.01.10.07.100001	B50853	TUBO ENDOTRAQUEAL SELECTIVO BRONQUIO / adulto-Diámetro:[37-37];Seleccionar Pulmón:izquierdo;			10 %	239	30,318750	MEDTRONIC IBÉRICA, S.A.		REF: 125037 CIP: 100006367618	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas pero no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización no presenta dificultades para su uso. En cuanto a seguridad de uso y resultados no tiene sistema de seguridad para bloquear alguna de las ramas de ventilación, lo que implica tener que hacerlo con un clan externo. Rendimiento y eficacia también se pueden ver comprometidas por lo comentado	0										
4	13	SU.P.C.SANI.01.10.07.100001	B50853	TUBO ENDOTRAQUEAL SELECTIVO BRONQUIO / adulto-Diámetro:[37-37];Seleccionar Pulmón:izquierdo;			10 %	239	30,318750	SPAIMED IMPORT		REF: 22437002L CIP: 100165471427	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización no presenta dificultades para su uso. En seguridad de uso y resultado la parte distal de la luz bronquial es muy adecuada lo que puede dificultar la anastomosis bronquial al cirujano en el trasplante pulmonar solicitando la retirada del tubo con el riesgo de herniación del neumo a la luz traqueal. El sistema de conexión a la tubuladura presenta una rigidez menor que la oferta de IZASA que puede tener mayor riesgo de acodamiento en la posición decúbito lateral. También presenta sistema de cierre pero no lo tiene señalizado. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado.	22,5										
4	13	SU.P.C.SANI.01.10.07.100001	B50853	TUBO ENDOTRAQUEAL SELECTIVO BRONQUIO / adulto-Diámetro:[37-37];Seleccionar Pulmón:izquierdo;			10 %	239	30,318750	TELEFLEX MEDICAL, S.A.U.		REF: 116100-000370 CIP: 100000588644	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas pero no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización no presenta dificultades para su uso. En cuanto a seguridad de uso y resultados no tiene sistema de seguridad para bloquear alguna de las ramas de ventilación, lo que implica tener que hacerlo con un clan externo. Rendimiento y eficacia también se pueden ver comprometidas por lo comentado	0										
4	14	SU.P.C.SANI.01.10.07.100001	C24530	TUBO ENDOTRAQUEAL SELECTIVO BRONQUIO / adulto-Diámetro:[39-39];Seleccionar Pulmón:izquierdo;			10 %	225	30,318750	IZASA HOSPITAL, S.L.U.		REF: 623TEBI39CH CIP: 100165086933	Oferta muy buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización no presenta dificultades para su uso. En seguridad de uso y resultado la parte distal de la luz bronquial es muy adecuada lo que favorece la anastomosis bronquial al cirujano en el trasplante pulmonar. El sistema de conexión a la tubuladura presenta una rigidez muy adecuada que evita acomodamientos en la posición decúbito lateral así como tiene señalizado apertura y cierre de ambas luces. Rendimiento y eficacia muy adecuados consiguiendo el fin al que va destinado.	45	28,490000	25,900000									
4	14	SU.P.C.SANI.01.10.07.100001	C24530	TUBO ENDOTRAQUEAL SELECTIVO BRONQUIO / adulto-Diámetro:[39-39];Seleccionar Pulmón:izquierdo;			10 %	225	30,318750	MBA INCORPORADO, S.L.		REF: DLT39L CIP: 100098568539	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas pero no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización no presenta dificultades para su uso. En seguridad de uso y resultados aunque dispone de sistema de seguridad para bloquear alguna de las ramas de ventilación, la parte distal de la luz bronquial es mas larga que la oferta de IZASA lo que puede dificultar la anastomosis bronquial al cirujano en el trasplante pulmonar solicitando la retirada del tubo con el riesgo de herniación del neumo a la luz traqueal. Rendimiento y eficacia se pueden ver comprometidos.	0										

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR FRANCISCO DE ASIS TRIVIÑO TARRADAS 10/09/2024

VERIFICACIÓN Pk2jmF63W2D5FCN3Y779EQ2FPV3JMD PÁG. 30/36

Es copia auténtica de documento electrónico

ANEXO A RESOLUCIÓN DE ADJUDICACION PAAM 58/23

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIONGC	DISPONIBILIDAD DE USO DE EQUIPAMIENTO	PRESCRIPCIONES TÉCNICAS	IVA	Unidades 2 años	Precio unitario C/IVA	PROVEEDOR	VAR	RFA	INF. TÉCNICO	PUNTOS	Precio unitario oferta c/iva	Precio unitario oferta s/iva	Importe licitacion agrupacion de lote	Importe oferta agrupacion de lote	% bajada	Puntuación oferta	Plazo de entrega	Puntuación plazo de entrega	Criterio medioambiental	Puntuación Criterio medioambiental	PUNTUACIÓN TOTAL	ADJUDICATARIO PROPUESTO
4	14	SU.PC.SANI.01.10.07.100001	C24530	TUBO ENDOTRAQUEAL SELECTIVO BRONQUIO / adulto-Diámetro:[39-39];Seleccionar Pulmón:izquierdo;			10 %	225	30,318750	MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.U.		REF: 847039-LZ CIP: 1001651035115 11	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas pero no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización no presenta dificultades para su uso. En seguridad de uso y resultados aunque dispone de sistema de seguridad para bloquear alguna de las ramas de ventilación, la parte distal de la luz bronquial es mas larga que la oferta de IZASA lo que puede dificultar la anastomosis bronquial al cirujano en el trasplante pulmonar solicitando la retirada del tubo con el riesgo de herniación del neumo a la luz traqueal. Rendimiento y eficacia se pueden ver comprometidos.	0											
4	14	SU.PC.SANI.01.10.07.100001	C24530	TUBO ENDOTRAQUEAL SELECTIVO BRONQUIO / adulto-Diámetro:[39-39];Seleccionar Pulmón:izquierdo;			10 %	225	30,318750	MEDTRONIC IBÉRICA, S.A.		REF: 125039 CIP: 1000063672 14	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas pero no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización no presenta dificultades para su uso. En cuanto a seguridad de uso y resultados no tiene sistema de seguridad para bloquear alguna de las ramas de ventilación, lo que implica tener que hacerlo con un clan externo. Rendimiento y eficacia también se pueden ver comprometidas por lo comentado	0											
4	14	SU.PC.SANI.01.10.07.100001	C24530	TUBO ENDOTRAQUEAL SELECTIVO BRONQUIO / adulto-Diámetro:[39-39];Seleccionar Pulmón:izquierdo;			10 %	225	30,318750	SPAIMED IMPORT		REF: 224390021 CIP: 1001654715 28	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización no presenta dificultades para su uso. En seguridad de uso y resultado la parte distal de la luz bronquial es muy adecuada lo que puede dificultar la anastomosis bronquial al cirujano en el trasplante pulmonar solicitando la retirada del tubo con el riesgo de herniación del neumo a la luz traqueal. El sistema de conexión a la tubuladura presenta una rigidez menor que la oferta de IZASA que puede tener mayor riesgo de acodamiento en la posición decúbito lateral. También presenta sistema de cierre pero no lo tiene señalizado. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado.	22,5											
4	14	SU.PC.SANI.01.10.07.100001	C24530	TUBO ENDOTRAQUEAL SELECTIVO BRONQUIO / adulto-Diámetro:[39-39];Seleccionar Pulmón:izquierdo;			10 %	225	30,318750	TELEFLEX MEDICAL, S.A.U.		REF: 116100-000390 CIP: 1000005898 56	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas pero no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización no presenta dificultades para su uso. En cuanto a seguridad de uso y resultados no tiene sistema de seguridad para bloquear alguna de las ramas de ventilación, lo que implica tener que hacerlo con un clan externo. Rendimiento y eficacia también se pueden ver comprometidas por lo comentado	0											
4				VALORACIÓN TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 4						IZASA HOSPITAL, S.L.U.				45			14067,9	13219,36	6,03%	45	ORD: 48 H	5	Presenta certificado FSC cadena de custodia en vigor que es certificado válido para acreditar el criterio	5	100,00	IZASA HOSPITAL, S.L.U.
4				VALORACIÓN TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 4						MBA INCORPORADO, S.L.				0	Excluido por no superar umbral minimo											
4				VALORACIÓN TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 4						MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA,				0	Excluido por no superar umbral minimo											
4				VALORACIÓN TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 4						MEDTRONIC IBÉRICA, S.A.				0	Excluido por no superar umbral minimo											
4				VALORACIÓN TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 4						SPAIMED IMPORT				22,5	Excluido por no subsanar documentacion sobre 3											
4				VALORACIÓN TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 4						TELEFLEX MEDICAL, S.A.U.				0	Excluido por no superar umbral minimo											
5	15	SU.PC.SANI.01.10.08.300003	E73407	LARINGOSCOPIO OPTICO-Tipo de pala:Macintosh (curva)-Tamaño:0;		INFANTIL OROTRAQUEAL TIPO DE LUZ FRIA. CON FORMA QUE PERMITA	21 %	63	58,443000	AJL OPHTHALMIC, S.A.		REF: A-041 CIP: 1000231215 50	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados y rendimiento y eficacia consiguiendo el fin al que va destinado	22,5	58,08	48,00								0		
5	16	SU.PC.SANI.01.10.08.300003	E73408	LARINGOSCOPIO OPTICO-Tipo de pala:Macintosh (curva)-Tamaño:1;		INTUBACION NASO-TRAQUEAL DE LOS DOS PULMONES CON TUBOS STD. LIBRE DE	21 %	38	58,443000	AJL OPHTHALMIC, S.A.		REF: A-031 CIP: 1000231212 57	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados y rendimiento y eficacia consiguiendo el fin al que va destinado	22,5	58,08	48,00								0		
5				VALORACIÓN TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 5						AJL OPHTHALMIC, S.A.				22,5			5902,74	5866,08	0,62%	7	24 HORAS	5	Presenta declaración responsable y certificado 14001:2015 que es uno de los certificados válidos, pero no presenta en su alcance el uso de papel/cartón reciclado ni que el plástico sea biodegradable. En relación al certificado de gestor autorizado no acredita que el plastico sea biodegradable ni que el carton	0	34,50	AJL OPHTHALMIC, S.A.
6	17	SU.PC.SANI.01.10.08.300003	E53153	LARINGOSCOPIO OPTICO-Tipo de pala:Macintosh (curva)-Tamaño:2;		TIPO DE LUZ FRIA. CON FORMA QUE PERMITA INTUBACION NASO-TRAQUEAL DE LOS DOS	21 %	172	58,443000	AJL OPHTHALMIC, S.A.		REF: A-021 CIP: 1000231211 56	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados y rendimiento y eficacia consiguiendo el fin al que va destinado	22,5	58,08	48,00								0		
6	18	SU.PC.SANI.01.10.08.300003	B38647	LARINGOSCOPIO OPTICO-Tipo de pala:Macintosh (curva)-Tamaño:3;		PULMONES CON TUBOS STD. LIBRE DE LATEX. CON FORMA QUE NO REQUIERA LA	21 %	561	58,443000	AJL OPHTHALMIC, S.A.		REF: A-011 CIP: 1000075455 13	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados y rendimiento y eficacia consiguiendo el fin al que va destinado	22,5	58,08	48,00								0		

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR FRANCISCO DE ASIS TRIVIÑO TARRADAS 10/09/2024

VERIFICACIÓN Pk2jmF63W2D5FCN3Y779EQ2FPV3JMD PÁG. 31/36

Es copia auténtica de documento electrónico

ANEXO A RESOLUCIÓN DE ADJUDICACION PAAM 58/23

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIONGC	DISPONIBILIDAD DE USO DE EQUIPAMIENTO	PRESCRIPCIONES TÉCNICAS	IVA	Unidades 2 años	Precio unitario C/IVA	PROVEEDOR	VAR	RFA	INF. TÉCNICO	PUNTOS	Precio unitario oferta c/iva	Precio unitario oferta s/iva	Importe licitacion agrupacion de lote	Importe oferta agrupacion de lote	% bajada	Puntuación oferta	Plazo de entrega	Puntuación plazo de entrega	Criterio medioambiental	Puntuación Criterio medioambiental	PUNTUACIÓN TOTAL	ADJUDICATARIO PROPUESTO
6				VALORACIÓN TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 6						AJL OPHTHALMIC, S.A.				22,5			42.838,72	42.572,64	0,62%	7	24 HORAS	5	Presenta declaración responsable y certificado 14001:2015 que es uno de los certificados válidos, pero no presenta en su alcance el uso de papel/cartón reciclado ni que el plástico sea biodegradable. En relación al certificado de gestor autorizado no acredita que el plastico sea biodegradable ni que el carton	0	34,50	AJL OPHTHALMIC, S.A.
	19	SU.PC.SANI.01.10.07.600001	D60624	CATETER ENDOTRAQUEAL CON BLOQUEADOR BRONQUIAL-Punta dirigible:si;Tamaño: 9,0;Seleccionar Pulmón:ambos;		LIBRE DE LATEX. CON VALVULA DE INFLADO Y CONTROL EXTERNO. CONEXIÓN UNIVERSAL giratoria PARA OTRO TIPO DE DISPOSITIVOS y que facilite la inserción del fibrobroncoscopio. EXTREMO DISTAL ATRAUMÁTICO. CON BALÓN DE GRAN VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN. CON SEÑALIZACIÓN RADIOPACA. PRESENTACIÓN INDIVIDUAL ESTÉRIL. CON VÁLVULA ANTIRRETORNO.. TRANSPARENTE. TERMOSENSIBLE.	10 %	21	219,450000	COOK ESPAÑA, S.L.		REF: C-AEBTS-9.0-65-SPH-AS CIP: 100028767074	No presenta muestra de esta referencia por lo que no podemos valorar, ya que es obligatorio presentar muestra.	-	Excluido por no presenar muestra										
	19	SU.PC.SANI.01.10.07.600001	D60624	CATETER ENDOTRAQUEAL CON BLOQUEADOR BRONQUIAL-Punta dirigible:si;Tamaño: 9,0;Seleccionar Pulmón:ambos;			10 %	21	219,450000	COOK ESPAÑA, S.L.	VAR	REF:C-AEBS-9.0-78-SPH-AS CIP: 100028461589	Oferta apta cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización no viene montado listo para su uso, el extremo distal no es tipo hockey por lo que es mas difícil de dirigir, y tiene menos rigidez que la oferta de MBA y el fibrobroncoscopio se engancha en un lazo del extremo distal por lo que su utilización y extracción del fibrobroncoscopio es mas dificultoso que las ofertas mejor valoradas. En cuanto a seguridad de uso y resultados el fibrobroncoscopiose sujeta en el extremo distal por lo que su extracción es menos fácil por lo que puede ser difícil su extracción en caso de emergencia. En rendimiento y eficacia se puede ver comprometida con lo comentado	0	Excluido po no superar umbral mínimo										
	19	SU.PC.SANI.01.10.07.600001	D60624	CATETER ENDOTRAQUEAL CON BLOQUEADOR BRONQUIAL-Punta dirigible:si;Tamaño: 9,0;Seleccionar Pulmón:ambos;			10 %	21	219,450000	FIRMA AMBÚ, S.L		REF: 412900000 CIP: 100146344526	Oferta buena cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización viene montado listo para su uso, el extremo distal es tipo hockey y tiene cierta rigidez pero menos que la oferta de MBA porque no dispone de guía. El fibrobroncoscopio se utiliza para su visualización y no tanto como guía. En el extremo distal no trae una guía metálica extraíble a diferencia de la oferta de MB que no permite modificar el acodamiento de dicho extremo. En cuanto a seguridad de uso y resultados el fibrobroncoscopio no se sujeta en el extremo distal por lo que su extracción es fácil garantizando la seguridad del paciente en caso de emergencia. Su marcado es 10 cm en 10 cm por lo que es menos preciso que el de MBA en su colocación. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado.	22,5	198	180			9,77%	45	ORDINARIO: 48 H URGENTE: 24 H	5	Presenta certificado UNE EN ISO 9001:2015 y 14001:2015 que son certificados válidos, pero no presenta en su alcance el uso de papel/cartón reciclado ni que el plástico sea biodegradable.	0	72,50	
	19	SU.PC.SANI.01.10.07.600001	D60624	CATETER ENDOTRAQUEAL CON BLOQUEADOR BRONQUIAL-Punta dirigible:si;Tamaño: 9,0;Seleccionar Pulmón:ambos;			10 %	21	219,450000	MBA INCORPORADO, S.L.		REF: 1203105 CIP: 100092969482	Oferta muy buena cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización viene montado listo para su uso, el extremo distal es tipo hockey y tiene una rigidez adecuada tanto con guía como sin ella por lo que el fibrobroncoscopio se utilización para su visualización y no tanto como guía. En el extremo distal trae una guía metálica extraíble que permite modificar el acodamiento de dicho extremo. En cuanto a seguridad de uso y resultados el fibrobroncoscopio no se sujeta en el extremo distal por lo que su extracción es fácil garantizando la seguridad del paciente en caso de emergencia. Su marcado en de 1 en 1 cm por lo que es mas preciso para su colocación. En rendimiento y eficacia es adecuado consiguiendo el fin al que va destinado	45	202,40	184,00			7,77%	42,54	ORD: < 48 H	5	Presenta declaración responsable que no es documento válido para acreditar el criterio	0	92,54	MBA INCORPORADO, S.L.
	20	SU.PC.SANI.01.10.08.111000	B42233	GUIA INTERCAMBIO PARA TUBO ENDOTRAQUEAL-Longitud:{50-100};Diámetro externo:{14-15};Diámetro interno:{3-3};		DEBE SER BLANDA Y RESISTENTE AL ACODAMIENTO. CON LUMEN INTERNO QUE GARANTICE LA VENTILIACIÓN. EXTREMO DISTAL BLANDO Y ROMO QUE NO PRODUZCA TRAUMATISMOS. ADAPTADOR DISTAL UNIVERSAL EXTRAIBLE Y QUE PERMITA UTILIZAR UNA FUENTE DE OXIGENS PARA SU ADMINISTRACIÓN.. DEBE TENER MARCAS DE PROFUNDIDAD. LIBRE DE LATEX	10 %	521	83,464500	AMEBIL, S.L.		REF: 26221500 CIP: 100165111097	Oferta no cumple prescripciones técnicas , no indica la longitud de la guía ni en el embalaje ni en el ficha técnica pero lo hemos medido en la mesa técnica y mide 70 cm por lo que no cumple lo solicitado de longitud mínima de 80 cm.	-	Excluido por no cumplir prescripciones tecnicas										
	20	SU.PC.SANI.01.10.08.111000	B42233	GUIA INTERCAMBIO PARA TUBO ENDOTRAQUEAL-Longitud:{50-100};Diámetro externo:{14-15};Diámetro interno:{3-3};			10 %	521	83,464500	AMEVISA		REF:09-6910 CIP: 100165369496	oferta apta cumple prescripciones técnicas pero no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización es muy rígida y mas gruesa que la oferta de COOK ESPAÑA, por lo que puede producir traumatismo traqueal. La medición es menos visible que la oferta de COOK ESPAÑA. Seguridad de uso y resultados por la dureza y grosor puede verse comprometida. Y lo mismo pasa con el rendimiento y la eficacia.	0										
	20	SU.PC.SANI.01.10.08.111000	B42233	GUIA INTERCAMBIO PARA TUBO ENDOTRAQUEAL-Longitud:{50-100};Diámetro externo:{14-15};Diámetro interno:{3-3};			10 %	521	83,464500	COOK ESPAÑA, S.L.		REF: C-CAE-14.0-83 CIP: 100023120944	Oferta buena cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización es mas flexible y tiene un grosor adecuado para su utilización. La medición es muy visible. En cuanto a seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado.	22,5	79,20	72,00			5,11%	45	48 HORAS	5	Presenta certificado UNE EN ISO 50001:2015 y 14001:2015 que son certificados válidos, pero no presenta en su alcance el uso de papel/cartón reciclado ni que el plástico sea biodegradable.	0	72,50	COOK ESPAÑA, S.L.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://wsl050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR FRANCISCO DE ASIS TRIVIÑO TARRADAS 10/09/2024

VERIFICACIÓN Pk2jmF63W2D5FCN3Y779EQ2FPV3JMD PÁG. 32/36

Es copia auténtica de documento electrónico

ANEXO A RESOLUCIÓN DE ADJUDICACION PAAM 58/23

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIONGC	DISPONIBILIDAD DE USO DE EQUIPAMIENTO	PRESCRIPCIONES TÉCNICAS	IVA	Unidades 2 años	Precio unitario C/IVA	PROVEEDOR	VAR	RFA	INF. TÉCNICO	PUNTOS	Precio unitario oferta c/iva	Precio unitario oferta s/iva	Importe licitacion agrupacion de lote	Importe oferta agrupacion de lote	% bajada	Puntuación oferta	Plazo de entrega	Puntuación plazo de entrega	Criterio medioambiental	Puntuación Criterio medioambiental	PUNTUACIÓN TOTAL	ADJUDICATARIO PROPUESTO
	20	SU.PC.SANI.01.10.08.111000	B42233	GUIA INTERCAMBIO PARA TUBO ENDOTRAQUEAL-Longitud:{50-100};Diámetro externo:{14-15};Diámetro interno:{3-3};		LIBRE DE LATEX. ENVASADO ESTERIL UNITARIO. LONGITUD MINIMA 80 CM	10 %	521	83,464500	COOK ESPAÑA, S.L.	VAR	REF: C-CAE-14.0-100-DLT-EF-ST CIP:100019853337	Oferta buena cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización es mas flexible y tiene un grosor adecuado para su utilización. La medición es muy visible. En cuanto a seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado.	22,5	79,20	72,00			5,11%	45	48 HORAS	5	Presenta certificado UNE EN ISO 50001:2015 y 14001:2015 que son certificados válidos, pero no presenta en su alcance el uso de papel/cartón reciclado ni que el plástico sea biodegradable.	0	72,50	
	21	SU.PC.SANI.01.10.08.111000	D59139	GUIA INTERCAMBIO PARA TUBO ENDOTRAQUEAL-Longitud:{50-100};Diámetro externo:{19-20};Diámetro interno:{3.4-3.4};		DEBE SER BLANDA Y RESISTENTE AL ACODAMIENTO. CON LUMEN INTERNO QUE GARANTICE LA VENTILIACIÓN. EXTREMO DISTAL BLANDO Y ROMO QUE NO PRODUZCA TRAUMATISMOS. ADAPTADOR DISTAL UNIVERSAL EXTRAIBLE Y QUE PERMITA UTILIZAR UNA FUENTE DE OXIGENS PARA SU ADMINISTRACIÓN.. DEBE TENER MARCAS DE PROFUNDIDAD. LIBRE DE LATEX. ENVASADO ESTERIL UNITARIO. LONGITUD	10 %	40	75,075000	COOK ESPAÑA, S.L.		REF: C-CAE-19.0-83 CIP:100023122762	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados y rendimiento y eficacia consiguiendo el fin al que va destinado.	22,5	74,25	67,50			1,10%	13,5	48 HORAS	5	Presenta certificado UNE EN ISO 50001:2015 y 14001:2015 que son certificados válidos, pero no presenta en su alcance el uso de papel/cartón reciclado ni que el plástico sea biodegradable.	0	41,00	COOK ESPAÑA, S.L.
	22	SU.PC.SANI.01.10.08.300001	B40042	FIJACION TUBO ENDOTRAQUEAL A PACIENTE - GC			21 %	231	18,803400	2MIL ARTESANIA SANITARIA, S.L		REF: FI-151 CIP:100164957232	Oferta apta cumple prescripciones técnicas pero no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización debido al uso al que va destinado para pacientes neonatos esta oferta no se adapta tanto a la anatomía del niño como la oferta de APOLO MEDICAL dado que su sistema rodea la anatomía facial del niño y puede ser mas lesivo a la cara del neonato, porque el tubo se apoya en la cara del neonato. Seguridad de uso y resultado no presenta riesgos asociados para pacientes y profesionales. Rendimiento y eficacia se pueden ver comprometidos	0	Excluido po no superar umbral mínimo										
	22	SU.PC.SANI.01.10.08.300001	B40042	FIJACION TUBO ENDOTRAQUEAL A PACIENTE - GC			21 %	231	18,803400	AMEVISA		REF: TFP/200 CIP:100165370801	Oferta apta cumple prescripciones técnicas pero no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización debido al uso al que va destinado para pacientes neonatos esta oferta no se adapta tanto a la anatomía del niño como la oferta de APOLO MEDICAL dado que su sistema rodea la anatomía facial del niño y puede ser mas lesivo a la cara del neonato, porque el tubo se apoya en la cara del neonato. Seguridad de uso y resultado no presenta riesgos asociados para pacientes y profesionales. Rendimiento y eficacia se pueden ver comprometidos	0	Excluido po no superar umbral mínimo										
	22	SU.PC.SANI.01.10.08.300001	B40042	FIJACION TUBO ENDOTRAQUEAL A PACIENTE - GC			21 %	231	18,803400	APOLO MEDICAL SOLUTIONS, S.L		REF: N711 CIP:100160438690	Oferta muy buena cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización debido al uso al que va destinado para pacientes neonatos esta oferta es la que mejor se adapta dado que su sistema no rodea la anatomía facial del niño, si no que es mediante hidrocoloide adhesivo y no lesivo a la cara del neonato. Consiguiendo que el tubo no se apoye en ninguna zona anatómica del neonato. Seguridad de uso y resultado no presenta riesgos asociados para pacientes y profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado.	45	18,8034	15,54			0,00%	0	ORDINARIO: < 48 H	5	Presenta declaración responsable que no es de los documentos válidos para acreditar el criterio	0	50,00	APOLO MEDICAL SOLUTIONS, S.L
	22	SU.PC.SANI.01.10.08.300001	B40042	FIJACION TUBO ENDOTRAQUEAL A PACIENTE - GC			21 %	231	18,803400	APOLO MEDICAL SOLUTIONS, S.L	VAR	REF: N712 CIP:100160438892	Oferta muy buena cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización debido al uso al que va destinado para pacientes neonatos esta oferta es la que mejor se adapta dado que su sistema no rodea la anatomía facial del niño, si no que es mediante hidrocoloide adhesivo y no lesivo a la cara del neonato. Consiguiendo que el tubo no se apoye en ninguna zona anatómica del neonato. Seguridad de uso y resultado no presenta riesgos asociados para pacientes y profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado.	45	18,8034	15,54			0,00%	0	ORDINARIO: < 48 H	5	Presenta declaración responsable que no es de los documentos válidos para acreditar el criterio	0	50,00	
	22	SU.PC.SANI.01.10.08.300001	B40042	FIJACION TUBO ENDOTRAQUEAL A PACIENTE - GC			21 %	231	18,803400	CASTRO Y CERDÁN MEDICAL, S.L.		REF: 40-8018-044 CIP:100150628801	Oferta apta cumple prescripciones técnicas pero no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización debido al uso al que va destinado para pacientes neonatos esta oferta no se adapta tanto a la anatomía del niño como la oferta de APOLO MEDICAL dado que su sistema rodea la anatomía facial del niño y puede ser mas lesivo a la cara del neonato, porque el tubo se apoya en la cara del neonato. Seguridad de uso y resultado no presenta riesgos asociados para pacientes y profesionales. Rendimiento y eficacia se pueden ver comprometidos	0	Excluido po no superar umbral mínimo										

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR FRANCISCO DE ASIS TRIVIÑO TARRADAS 10/09/2024

VERIFICACIÓN Pk2jmF63W2D5FCN3Y779EQ2FPV3JMD

Es copia auténtica de documento electrónico

ANEXO A RESOLUCIÓN DE ADJUDICACION PAAM 58/23

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIONGC	DISPONIBILIDAD DE USO DE EQUIPAMIENTO	PRESCRIPCIONES TÉCNICAS	IVA	Unidades 2 años	Precio unitario C/IVA	PROVEEDOR	VAR	RFA	INF. TÉCNICO	PUNTOS	Precio unitario oferta c/iva	Precio unitario oferta s/iva	Importe licitacion agrupacion de lote	Importe oferta agrupacion de lote	% bajada	Puntuación oferta	Plazo de entrega	Puntuación plazo de entrega	Criterio medioambiental	Puntuación Criterio medioambiental	PUNTUACIÓN TOTAL	ADJUDICATARIO PROPUESTO
	22	SU.PC.SANI.01.10.08.300001	B40042	FIJACION TUBO ENDOTRAQUEAL A PACIENTE - GC			21 %	231	18,803400	CASTRO Y CERDÁN MEDICAL, S.L.	VAR	REF: 40-8010-033 CIP: 100150635771	Oferta apta cumple prescripciones técnicas pero no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización debido al uso al que va destinado para pacientes neonatos esta oferta no se adapta tanto a la anatomía del niño como la oferta de APOLO MEDICAL dado que su sistema rodea la anatomía facial del niño y puede ser mas lesivo a la cara del neonato, porque el tubo se apoya en la cara del neonato. Seguridad de uso y resultado no presenta riesgos asociados para pacientes y profesionales. Rendimiento y eficacia se pueden ver comprometidos	0	Excluido po no superar umbral mínimo										
	22	SU.PC.SANI.01.10.08.300001	B40042	FIJACION TUBO ENDOTRAQUEAL A PACIENTE - GC			21 %	231	18,803400	DISTRAUMA MEDICAL, S.L.		REF: 4238010111 CIP: 100154598498	Oferta apta cumple prescripciones técnicas pero no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización debido al uso al que va destinado para pacientes neonatos esta oferta no se adapta tanto a la anatomía del niño como la oferta de APOLO MEDICAL dado que su sistema rodea la anatomía facial del niño y puede ser mas lesivo a la cara del neonato, porque el tubo se apoya en la cara del neonato. Seguridad de uso y resultado no presenta riesgos asociados para pacientes y profesionales. Rendimiento y eficacia se pueden ver comprometidos	0	Excluido po no superar umbral mínimo										
	22	SU.PC.SANI.01.10.08.300001	B40042	FIJACION TUBO ENDOTRAQUEAL A PACIENTE - GC			21 %	231	18,803400	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L		REF: 25050 CIP: 100140453521	Oferta apta cumple prescripciones técnicas pero no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización debido al uso al que va destinado para pacientes neonatos esta oferta no se adapta tanto a la anatomía del niño como la oferta de APOLO MEDICAL dado que su sistema rodea la anatomía facial del niño y puede ser mas lesivo a la cara del neonato, porque el tubo se apoya en la cara del neonato. Seguridad de uso y resultado no presenta riesgos asociados para pacientes y profesionales. Rendimiento y eficacia se pueden ver comprometidos	0	Excluido po no superar umbral mínimo										
	22	SU.PC.SANI.01.10.08.300001	B40042	FIJACION TUBO ENDOTRAQUEAL A PACIENTE - GC			21 %	231	18,803400	PRIM, S.A.		REF: IP011-CP CIP: 100165163416	Oferta apta cumple prescripciones técnicas pero no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización el tamaño del dispositivo para grandes prematuros es inapropiado por su gran tamaño, ocupando gran parte de su anatomía. Por lo que se ve comprometida la seguridad del paciente y su rendimiento y eficacia para el fin al que va destinado.	0	Excluido po no superar umbral mínimo										
	23	SU.PC.SANI.01.10.08.300006	F97341	BRONCOSCOPIO FLEXIBLE-Diámetro:[5.0-5.5];Campo de visión:[80.0-85.0];	12 EQUIPOS DE VISUALIZACIÓN (2 UCI, 2 neumo, 1 Quirófano Cirugía Torácica, 5 anestesia. H Cabra: 1 UCI, 1 anestesia.) Ver características de los monitores en el PPT	CON MANGO ERGONÓMICO, CANAL DE TRABAJO Y DE ASPIRACIÓN Y CABLE DE INSERCIÓN CON CÁMARA Y FUENTE DE LUZ TIPO LED EN EXTREMO DISTIAL. LIBRE DE LATEX. ENVASO UNITARIO ESTERIL. CAMPO DE VISIÓN ≥ 85º. PROFUNDIDAD DE CAMPO DE 3 A 100MM. ZONA DE ARTICULACION DE al menos 180º arriba y 160º abajo. CON SISTEMA ADAPTADOR CERRADO AL COLECTOR DE MUESTRA Y 2 COLECTORES DE MUESTRA. CON BOTONES DE ACCION EN EL MANGO CON TOMA DE FOTOS Y ZOOM. CANAL DE	21 %	42	317,625000					**DESISTIDO**											DESIERTO
	24	SU.PC.SANI.01.10.99.001000	B38698	GEL CONDUCTOR 250ml.-VOLUMEN:[250-250];INDICACIONES: ecografia;		PH NEUTRO, ALTA VISCOSIDAD. HIPOALERGENICO.	10 %	33.542	0,421575	AMEVISA		REF: KAFG31-2 CIP: 100165370306	Oferta buena cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización el cierre es un tapón retráctil lo que hace que sea menos higiénico que la oferta de INTERSURGICAL y que queden rectos en el tapón. Seguridad de uso y resultados y rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo el fin al que va destinado consiguiendo el fin al que va destinado.	22,5	0,4147	0,377			1,63%	13,5	ORDINARIO: 48 H	5	No aporta documentación	0	41,00	AMEVISA
	24	SU.PC.SANI.01.10.99.001000	B38698	GEL CONDUCTOR 250ml.-VOLUMEN:[250-250];INDICACIONES: ecografia;		PH NEUTRO, ALTA VISCOSIDAD. HIPOALERGENICO.	10 %	33.542	0,421575	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L		REF: UB260 CIP: 100020414415	Oferta muy buena cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas muy destacables en cuanto a facilidad de utilización el cierre el tapadera lo que lo hace mas higiénico para su uso . Seguridad de uso y resultados y rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo el fin al que va destinado	45	0,737000	0,670000	Excluido por superar importe de licitacion									

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR FRANCISCO DE ASIS TRIVIÑO TARRADAS 10/09/2024

VERIFICACIÓN Pk2jmF63W2D5FCN3Y779EQ2FPV3JMD

Es copia auténtica de documento electrónico

ANEXO A RESOLUCIÓN DE ADJUDICACION PAAM 58/23

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIONGC	DISPONIBILIDAD DE USO DE EQUIPAMIENTO	PRESCRIPCIONES TÉCNICAS	IVA	Unidades 2 años	Precio unitario C/IVA	PROVEEDOR	VAR	RFA	INF. TÉCNICO	PUNTOS	Precio unitario oferta c/iva	Precio unitario oferta s/iva	Importe licitacion agrupacion de lote	Importe oferta agrupacion de lote	% bajada	Puntuación oferta	Plazo de entrega	Puntuación plazo de entrega	Criterio medioambiental	Puntuación Criterio medioambiental	PUNTUACIÓN TOTAL	ADJUDICATARIO PROPUESTO
	24	SU.PC.SANI.01.10.99.001000	B38698	GEL CONDUCTOR 250ml-VOLUMEN:[250-250];INDICACIONES: ecografia;		PH NEUTRO, ALTA VISCOSIDAD. HIPOALERGENICO.	10 %	33.542	0,421575	SPAIMED IMPORT		REF: KAFG31-2 CIP: 100165468 496	Oferta buena cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización el cierre es un tapón retráctil lo que hace que sea menos higiénico que la oferta de INTERSURGICAL y que queden rectos en el tapón. Seguridad de uso y resultados y rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo el fin al que va destinado consiguiendo el fin al que va destinado.	22,5	Excluido por no subsanar documentacion sobre 3										
	25	SU.PC.SANI.01.10.99.050000	D87099	CARTUCHO CAL SODADA-Eq. compatible:GE Healthcare modelos: Aespire, Aisys, Advance y ADU;		CON INDICADOR DE CAMBIO DE COLOR QUE INDIQUE LA SATURACIÓN DEL CARTUCHO. DICHO CAMBIO DE COLOR DEBE DE SER UNIFORME.	21 %	848	14,229600	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L		REF: 2196000 CIP: 100023143 471	Oferta buena cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados y rendimiento y eficacia consiguiendo el fin al que va destinado	22,5	14,217500	11,750000			0,09%	7	ORD:< O = 48 H	5	Presenta certificado FSC cadena de custodia en vigor que es certificado válido para acreditar el criterio	5	39,50	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.
	25	SU.PC.SANI.01.10.99.050000	D87099	CARTUCHO CAL SODADA-Eq. compatible:GE Healthcare modelos: Aespire, Aisys, Advance y ADU;			21 %	848	14,229600	SUNMED AIRLIFE, S.L.U.		REF:M1173311 CIP: 100165309 490	Oferta buena cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados y rendimiento y eficacia consiguiendo el fin al que va destinado	22,5	14,220000	11,760000			0,07%	7	48 HORAS	5	No presenta documentación	0	34,50	
	26	SU.PC.SANI.01.10.99.050000	E97015	CARTUCHO CAL SODADA-Eq. compatible:GE Healthcare Carestation 600 Series;		CAPACIDAD 1 KG. CON INDICADOR DE CAMBIO DE COLOR QUE INDIQUE LA SATURACIÓN DEL CARTUCHO. DICHO CAMBIO DE COLOR DEBE DE SER UNIFORME.	21 %	701	26,680500	GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA, S.A.U.		REF: 2105489-006 CIP: 100136920 938	Oferta apta cumple prescripciones técnicas pero no aporta ventajas destacables, en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados la muestra presentada tiene un color violáceo lo que en nuestra practica lo podemos dar como saturado. Rendimiento y eficacia se pueden ver comprometidos.	0	Excluido po no superar umbral mínimo										
	26	SU.PC.SANI.01.10.99.050000	E97015	CARTUCHO CAL SODADA-Eq. compatible:GE Healthcare Carestation 600 Series;			21 %	701	26,680500	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L		REF: 2169001 CIP: 100150377 169	Oferta apta cumple prescripciones técnicas pero no aporta ventajas destacables, en cuanto a seguridad de uso y resultados no tiene mango para cogerlo por lo que es mucho mas incómodo. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos. Y rendimiento y eficacia es adecuado.	0	Excluido po no superar umbral mínimo										
	26	SU.PC.SANI.01.10.99.050000	E97015	CARTUCHO CAL SODADA-Eq. compatible:GE Healthcare Carestation 600 Series;			21 %	701	26,680500	SUNMED AIRLIFE, S.L.U.		REF: 2079796-001 CIP: 100106724 221	Oferta buena cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados y rendimiento y eficacia consiguiendo el fin al que va destinado	22,5	23,580000	19,490000			11,62%	45	48 HORAS	5	No presenta documentación	0	72,50	SUNMED AIRLIFE, S.L.U.
	27	SU.PC.SANI.01.10.99.050000	D95308	CARTUCHO CAL SODADA-Eq. compatible:ge modelos aespires5100, aliseo, avance y aisys;		CON INDICADOR DE CAMBIO DE COLOR QUE INDIQUE LA SATURACIÓN DEL CARTUCHO. DICHO CAMBIO DE COLOR DEBE DE SER UNIFORME.	21 %	76	14,267715	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L		REF: 2198000 CIP: 100024380 860	Oferta apta cumple prescripciones técnicas pero no aporta ventajas destacables, en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados la muestra presentada tiene un color verde lo que en nuestra practica lo podemos dar como saturado. Rendimiento y eficacia se pueden ver comprometidos.	0	Excluido po no superar umbral mínimo										
	27	SU.PC.SANI.01.10.99.050000	D95308	CARTUCHO CAL SODADA-Eq. compatible:ge modelos aespires5100, aliseo, [illegible]			21 %	76	14,267715	SUNMED AIRLIFE, S.L.U.		REF: 8003138 CIP: 100008773 015	Oferta buena cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización , seguridad de uso y resultados, rendimiento y eficacia. Y para nuestra práctica clínica consideramos mas adecuado que el color de la cal sea blanca.	22,5	12,839000	10,611100			10,01%	45	48 HORAS	5	No presenta documentación	0	72,50	SUNMED AIRLIFE, S.L.U.
	28	SU.PC.SANI.01.10.99.050000	D95309	CARTUCHO CAL SODADA-Eq. compatible:máquinas drager con "adaptador clic";		CON INDICADOR DE CAMBIO DE COLOR QUE INDIQUE LA SATURACIÓN DEL CARTUCHO. DICHO CAMBIO DE COLOR DEBE DE SER UNIFORME.	21 %	239	15,754200	ENDOOK EUROPA, S.L.		REF:MX50004 * CIP: 100165342 424	Oferta buena cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados y rendimiento y eficacia consiguiendo el fin al que va destinado.	22,5	15,10	12,48			4,15%	33	ORDINARIO: < 48 H	5	Presenta certificado FSC cadena de custodia en vigor que es certificado válido para acreditar el criterio	5	65,50	ENDOOK EUROPA, S.L.
	28	SU.PC.SANI.01.10.99.050000	D95309	CARTUCHO CAL SODADA-Eq. compatible:máquinas drager con [illegible]			21 %	239	15,754200	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L		REF: 2191001 CIP: 100079001 392	Oferta buena cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados y rendimiento y eficacia consiguiendo el fin al que va destinado.	22,5	15,754200	13,020000			0,00%	0	ORD:< O = 48 H	5	Presenta certificado FSC cadena de custodia en vigor que es certificado válido para acreditar el criterio	5	32,50	
	29	SU.PC.SANI.01.10.99.100002	B49265	EQ. MEMBRANAS PARA MONITOR TRANSCUTANEO DE PO2 Y PCO2 - GC			21 %	145	110,110000	APOLO MEDICAL SOLUTIONS, S.L.		REF: MC-R CIP: 100128943 750	Oferta buena cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados y rendimiento y eficacia consiguiendo el fin al que va destinado	22,5	105,5846	87,26			4,11%	33	ORDINARIO: < 48 H	5	Presenta declaración responsable que no es de los documentos válidos para acreditar el criterio	0	60,50	APOLO MEDICAL SOLUTIONS, S.L.
	29	SU.PC.SANI.01.10.99.100002	B49265	EQ. MEMBRANAS PARA MONITOR TRANSCUTANEO DE PO2 Y PCO2 - GC			21 %	145	110,110000	RADIOMETER IBÉRICA, S.L.		REF: 905-871 CIP: 100069291 200	Oferta buena cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados y rendimiento y eficacia consiguiendo el fin al que va destinado.	22,5	105,5955	87,269			4,10%	33	48 HORAS	5	Presenta declaración responsable que no es documento válido para acreditar el criterio	0	60,50	Empate resuelto a facor de Apolo Medical Solutions, S.L.
	30	SU.PC.SANI.01.10.99.100003	F36757	AGUA ESTERIL APIROGENA-VOLUMEN:[500-1000];TIPO DE TAPÓN:Torsión;			21 %	5.760	1,105339				**DESIERTO**													DESIERTO
	31	SU.PC.SANI.01.10.99.105000	B38446	ADAPTADOR PARA RESERVORIO AGUA ESTERIL - GC		CONECTOR CON DOBLE SISTEMA CON ROSCA MACHO PARA CAUDALIMETRO Y ROSCA HEMBRA PARA RESERVORIO. CON CONEXIÓN UNIVERSAL	21 %	16.401	0,381150				**DESIERTO**													DESIERTO

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR FRANCISCO DE ASIS TRIVIÑO TARRADAS 10/09/2024

VERIFICACIÓN Pk2jmF63W2D5FCN3Y779EQ2FPV3JMD

PÁG. 35/36

Es copia auténtica de documento electrónico

ANEXO A RESOLUCIÓN DE ADJUDICACION PAAM 58/23

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIONGC	DISPONIBILIDAD DE USO DE EQUIPAMIENTO	PRESCRIPCIONES TÉCNICAS	IVA	Unidades 2 años	Precio unitario C/IVA	PROVEEDOR	VAR	RFA	INF. TÉCNICO	PUNTOS	Precio unitario oferta c/iva	Precio unitario oferta s/iva	Importe licitacion agrupacion de lote	Importe oferta agrupacion de lote	% bajada	Puntuación oferta	Plazo de entrega	Puntuación plazo de entrega	Criterio medioambiental	Puntuación Criterio medioambiental	PUNTUACIÓN TOTAL	ADJUDICATARIO PROPUESTO
	32	SU.PC.SANI.01.10.99.200002	F17775	EQ. FUNDA PROTECTORA DEL TRANSDUCTOR-DIAMETRO:[30-30];		ESTÉRIL. LONGITUD DE FUNDA ENTRE 100 Y 120 CM INCLUÍDOS. CON PROTECTOR DE MORDIDA. CON JERINGA DE GEL CON PROTECCIÓN PARA INTRODUCIR SONDA ENDOCAVITARIA CON DIÁMETRO POR LA PARTE MÁXIMA DE 30 CM Y POR LA MÍNIMA DE 11 CNM.LIBRE LATEX	21 %	983	13,723500	EUROGARAN, S.L		REF:14122	Oferta no cumple prescripciones técnicas porque hemos indicado que tenga protector de mordida y al oferta presentada no lo tiene.	-	Excluido por no cumplir prescripciones tecnicas										
	32	SU.PC.SANI.01.10.99.200002	F17775	EQ. FUNDA PROTECTORA DEL TRANSDUCTOR-DIAMETRO:[30-30];		ESTÉRIL. LONGITUD DE FUNDA ENTRE 100 Y 120 CM INCLUÍDOS. CON PROTECTOR DE MORDIDA. CON JERINGA DE GEL CON PROTECCIÓN PARA INTRODUCIR SONDA ENDOCAVITARIA CON DIÁMETRO POR LA PARTE MÁXIMA DE 30 CM Y POR LA MÍNIMA DE 11 CNM.LIBRE LATEX	21 %	983	13,723500	SH MEDICAL SALUD Y SERVICIOS IBÉRICA, S.L.		REF:87111 CIP:100069292715	Oferta buena cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados y rendimiento y eficacia consiguiendo el fin al que va destinado.	22,5	13,72	11,34			0,03%	7	24-48 HORAS	5	No presenta documentación	0	34,50	SH MEDICAL SALUD Y SERVICIOS IBÉRICA, S.L.
	33	SU.PC.SANI.01.10.99.201000	B53078	FUNDA PROTECTORA DEL TRANSDUCTOR-DIAMETRO:[30-30];		LIBRE DE LATEX. LONGITUD DE 18 A 25 CM INCLUÍDOS.	21 %	54.306	0,076230	EUROGARAN, S.L		REF:2122 CIP 10013162363	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados y rendimiento y eficacia consiguiendo el fin al que va destinado.	22,5	1,815	Excluido por superar importe de licitación									Desierto
	33	SU.PC.SANI.01.10.99.201000	B53078	FUNDA PROTECTORA DEL TRANSDUCTOR-DIAMETRO:[30-30];		LIBRE DE LATEX. LONGITUD DE 18 A 25 CM INCLUÍDOS.	21 %	54.306	0,076230	EUROGARAN, S.L	VAR	REF:2121	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados y rendimiento y eficacia consiguiendo el fin al que va destinado.	-	Excluido por no cumplir prescripciones tecnicas										
	34	SU.PC.SANI.01.10.99.201000	B38711	FUNDA PROTECTORA DEL TRANSDUCTOR-DIAMETRO:[34-34];		LIBRE DE LATEX. LONGITUD DE 18 A 25 CM INCLUÍDOS.	21 %	105.000	0,199570	EUROGARAN, S.L		REF:2122	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados y rendimiento y eficacia consiguiendo el fin al que va destinado.	22,5	1,815	Excluido por superar importe de licitación									Desierto
	34	SU.PC.SANI.01.10.99.201000	B38711	FUNDA PROTECTORA DEL TRANSDUCTOR-DIAMETRO:[34-34];		LIBRE DE LATEX. LONGITUD DE 18 A 25 CM INCLUÍDOS.	21 %	105.000	0,199570	EUROGARAN, S.L	VAR	REF:2121	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados y rendimiento y eficacia consiguiendo el fin al que va destinado.	-	Excluido por no cumplir prescripciones tecnicas										

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR FRANCISCO DE ASIS TRIVIÑO TARRADAS 10/09/2024

VERIFICACIÓN Pk2jmF63W2D5FCN3Y779EQ2FPV3JMD PÁG. 36/36