

ANEXO I PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DE SISTEMAS SUPER INDUCTIVOS PARA EL ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA SUR DE CÓRDOBA ADSCRITA A LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE CORDOBA. (PASS 62/ 24)

Lotes	GC	Nombre	Destinos	Distribución	Unidades	Total Unidades	Prescripciones Técnicas (mínimas)
1		SISTEMA SUPER INDUCTIVO	AGSSC	CS CABRA CS LUCENA I CS BAENA CS PRIEGO DE CÓRDOBA	1 1 1 1	4	• Intensidad del campo magnético hasta 7,5 Tesla de media • Frecuencia: 1-150Hz • Posibilidad de modular la intensidad • 2 Tipos de corriente: Corriente cuadrangular bifásica y corriente burst. • 30 protocolos establecidos • 30 programas libres para personalizar • Interfaz gráfica táctil a color de 10 pulgadas • Bobina circular de 170 mm • Refrigerador de agua • Aplicación manual y automática con 7,5 teslas • Una sola pala de aplicación

Córdoba, a fecha de la firma digital.