

ANEXO I PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DE EQUIPOS DE TERAPIA POR ESTIMULACION MUSCULAR (TECARTERAPIA)
PARA EL ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA SUR DE CÓRDOBA ADSCRITA A LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE CORDOBA. (PA 63/24)

Lotes	GC	Nombre	Destinos	Distribución	Unidades	Total Unidades	Prescripciones Técnicas (mínimas)
1	A84915	TERAPIA POR ESTIMULACION MUSCULAR (TECARTERAPIA)	AGSSC	CS CABRA CS LUCENA I CS BAENA CS PRIEGO DE CÓRDOBA CS RUTE CS AGUILAR DE LA FRONTERA CS PUENTE GENIL CS BENAMEJIL	2 1 1 1 1 1 1 1	9	• Potencia con terapia resistiva: 150W • Potencia con terapia capacitivo: 150W (200 V/A • Frecuencia: 500 khz • Modo de salida: Continua • Modo de tratamiento: Unipolar Res/Cap • Salida: Multifuncional • Transferencia: Capacitiva y Resistiva • Electrodoos completamente recubiertos para evitar chispazos • Debe incluir como mínimo: • 1 Cabezal para aplicaciones unipolares res/cap • 3 electrodos capacitivos: 41, 61 y 81 mm • 3 electrodos resistivos: 41, 61 y 81 mm • 1 Cable para aplicación unipolar • 1 Placa neutra • 5 paquetes de electrodos placa adhesiva • 1 cable de red • 1 Carro móvil para transporte

Córdoba, a fecha de la firma digital

RAFAEL JESÚS BAUTISTA MESA
DIRECTOR ECONÓMICO ADMINISTRATIVO Y SSGG
ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA SUR DE CÓRDOBA