MESA DE CONTRATACIÓN

En la ciudad de Jaén, siendo las 8:30 horas del día 31 de octubre de 2024, se reúnen en la Sala de Juntas de la Central Provincial de Compras de Jaén, en sesión ordinaria, previa convocatoria de sus miembros, la Mesa de Contratación del Hospital Universitario de Jaén, para tratar los asuntos del orden del día.

PRESIDENTA: Dña. MARÍA DEL CARMEN MERINO CASTRO
Directora Económico-Administrativa y de Servicios Generales del Hospital Universitario de Jaén
(Asistencia presencial)

VOCALES: D. ANTONIO MIGUEL GALIANO BELLON
Letrado Jefe de la Asesoría Jurídica Provincial del Servicio Andaluz de Salud
(Asistencia presencial)

D. JUAN MANUEL MARCOS CONTRERAS
Interventor Adjunto del Servicio Andaluz de Salud
(Asistencia presencial)

D. BERNABÉ ARIAS CRIADO
Subdirector Económico-Administrativo y de Servicios Generales del Hospital Universitario de Jaén
(Asistencia presencial)

SECRETARIA: Dña. PURIFICACIÓN MOLINA TOHARIAS
Técnica de Función Administrativa
(Asistencia presencial)

Por la Sra. Presidenta se abre la sesión.

ORDEN DEL DÍA

1. Excusas de Asistencia.

   No se producen.

2. Lectura y aprobación, si procede, de las actas pendientes de la sesión anterior.

   Se da lectura las actas de la sesión anterior, celebrada el 25 de octubre de 2024: Acta_41_01_AM_677_2024 y Acta_41_02_PA_737_2024 que se aprueban por unanimidad de los asistentes.

3. AM 623/2024 "SUMINISTRO DE MATERIAL DEL SUBGRUPO 01.05 MATERIAL GENÉRICO DE INFUSIÓN-EXTRACCIÓN INTRAVASCULAR Y PERCUTÁNEA PARA LOS CENTROS SANITARIOS VINCULADOS A LA

CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE JAÉN".

3.1 Análisis del Informe Técnico conforme a criterios de evaluación no automática.

En primer lugar, se verifica que se han valorado los criterios de adjudicación sujetos a juicio de valor por la Comisión Técnica pertinente, asumiendo dicha valoración por parte de la Mesa de Contratación, adjuntándose como Anexo I a este Acta.

3.2 Si procede, apertura de documentación relativa a los criterios de adjudicación valorados mediante la aplicación de fórmulas sobre electrónico nº3.

Por la Sra. secretaria, se procede a la apertura electrónica de los sobres nº3, (Oferta Económica y de las proposiciones evaluables mediante la utilización de fórmulas) de los licitadores admitidos.

La Mesa de Contratación acuerda por unanimidad suspender los siguientes puntos del orden del día.

3.3 Si procede, valoración de la proposición en los términos previstos en el artículo 145 de la LCSP, y clasificación en orden decreciente de puntuación.

No procede.

3.4 Si procede, propuesta al órgano de contratación a favor de la empresa licitadora que presenta la proposición que contiene la mejor oferta en relación calidad-precio.

No procede.

3.5 Si procede, lectura y aprobación del Acta.

No procede.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 9:55 horas del 31 de octubre de 2024 en el lugar arriba mencionado, extendiéndose la presente acta que suscribe la secretaria de la Mesa de Contratación, con el visto bueno de la Sra. Presidenta.

Vº. Bº.
LA PRESIDENTA



LA SECRETARIA

Servicio Andaluz de Salud
Consejería de Salud y Consumo

INFORME TÉCNICO QUE EMITE LA COMISION TÉCNICA PROVINCIAL EN RELACION CON LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION SUJETOS A JUICIO DE VALOR, PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE DEL GRUPO 01.02. MATERIAL DE INFUSION – EXTRACCION PARA LOS CENTROS SANITARIOS QUE INTEGRAN LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE JAÉN

Expediente: A.M.623/2024

La comisión Técnica Provincial, integrada por las personas que más adelante se detallan, ha examinado la documentación técnica y, en su caso, las muestras, presentada por los licitadores que han sido admitidos al expediente de contratación indicado. A la vista de ello, se ha procedido a calificar dichas ofertas, aplicando los criterios de adjudicación de carácter no automático establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

1. Composición de la Comisión Técnica Provincial

Dª Rocío Ruiz Quirós, supervisora de enfermería de la unidad de urgencias del HSJC de Úbeda

Dº Ramón Martin Domínguez, supervisor de enfermería, Unidad de estrategia de cuidados del H. Universitario de Jaén

Dº Pedro Campos Quiñones, supervisor de enfermería de la unidad de urgencias del HSA de Linares.

Dª Mª Eugenia Muñoz Serrano. Supervisora de enfermería de la unidad de Quirófano, del HAG de Andújar.

Dª Araceli Gracia Mesa Supervisora de enfermería de la unidad de Farmacia, Endocrino y nutrición del H. Universitario de Jaén.

2. Empresas admitidas a la licitación

Las empresas admitidas a la licitación han sido las siguientes:

AMEBIL, S.L.
AMEVISA, S.A.
B. BRAUN MEDICAL, S.A.
BECTON DICKINSON, S.A.
BIOMEDICA DIVISIÓN HOSPITALARIA SELECT S.L.
CV MEDICAL, S.L.
DISTRAUMA MEDICAL, S.L.
ENDOOK EUROPA, S.L.
ENVASES FARMACÉUTICOS, S.A.
FARMABAN, S.A.
FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A.U.
GARRRIC MEDICA, S.L.
IBERIAN CARE 2016, S.L.
ICU MEDICAL RPRODUCTOSFARMACEUTICOS Y HOSPITALARIOS

IHT MEDICAL, S.A.
INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.U.
IZASA HOSPITA, S.L.U.
KCI CLINIC SPAIN, S.L.
LABORATORIOS CAIR ESPAÑA, S.L.U.
LAMBRA, S.L.
MEDLINE INTERNACIONAL IBERICA, S.L.
NACATUR 2 ESPAÑA, S.L.
NIPRO MEDICAL SPAIN, S.L.
OIARSO, S.COOP.
PRODUCTOS MÉDICOS HOSPITALARIOS, S.L.
SANEX SANIDAD EXTREMEÑA, S.L.
SMITHS MEDICAL ESPAÑA, S.R.L.
SOL MILLENNIUM ESPAÑA, S.L.
SPAIMED IMPORT, S.L.
TEXTIL PLANAS OLIVERAS, S.A.
TEXTILSUR MEDICA, S.L.U.
VYGON, S.A.

Todas las empresas cumplen las especificaciones técnicas, a excepción de las que a continuación se detallan, por las razones que igualmente se reflejan:

EMPRESAS	LOTES	CAUSAS
GARRIC MEDICA, S.L.	14	No adecuado. No cumple las características solicitadas en el PPT. Conexión móvil: si, que no es lo solicitado para éste lote.
GARRIC MEDICA, S.L.	28	No adecuado. No cumple las características solicitadas en el PPT. La longitud de la aguja presentada es de 0-20, que no es lo solicitado para éste lote.
BIOMEDICA DIVISION HOSPITALARIA SELECT SL	32	No adecuada. La referencia ofertada no está asociada al GC objeto de licitación, tras haber sido requerida la subsanación.
C.V. MEDICA, S.L.	32	No adecuada. La oferta licitada presenta deficiencias en ergonomía, que compromete la eficacia en el resultado. El regulador de flujo, no consigue un bloqueo total.
SPAIMED IMPORT SL	32	No adecuado. La oferta licitada presenta deficiencias en la facilidad de uso. Presenta un equipo no transparente, que dificulta la visualización del líquido administrado,

		comprometiendo la seguridad del resultado.
BIOMEDICA DIVISION HOSPITALARIA SELECT SL	33	No adecuado. La oferta licitada no cumple las prescripciones técnicas establecidas en el PPT. No tiene punto de inyección lateral.
Iberian Care 2016 S.L.	33	No adecuado. La oferta licitada presenta deficiencias en la facilidad de uso. La marcación gráfica de flujo con diferentes velocidades , dificulta su uso visual e induce a error de interpretación, comprometiendo la seguridad y eficacia en resultados.
OIARSO, S.COOP.	33	No adecuado. La oferta licitada no cumple las prescripciones técnicas establecidas en el PPT. No tiene punto de inyección lateral.
PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L.	33	No adecuado. La oferta licitada no cumple las prescripciones técnicas establecidas en el PPT. No tiene punto de inyección lateral.
GARRIC MEDICA, S.L.	35	No adecuado. No cumple las características solicitadas en el PPT. Presenta tapón obturación con desinfectante en tiras, que no es lo solicitado para éste lote.
IZASA HOSPITAL S.L.U	35	No adecuado. La muestra que envía no pertenece a un envase unitario, tal y como se exige en el PPT.

3.- Criterios de Evaluación no automáticos

CRITERIOS DE EVALUACIÓN NO AUTOMÁTICA

VALORACIÓN TÉCNICO-FUNCIONAL DE LOS ARTÍCULOS: 0 - 50 PUNTOS

La valoración técnico-funcional del producto se efectuará atendiendo a las muestras presentadas y la documentación técnica aportada, por los licitadores. Las prestaciones ofertadas se entenderán como mínimas garantizadas.

CRITERIOS DE VALORACIÓN

VALORACIÓN FUNCIONAL:

NIVEL VALORACION FUNCIONAL
En este criterio se valorará con un total de 50 puntos los siguientes parámetros técnicos funcionales, en relación a la mejora sobre los aspectos indicados para cada lote en el PPT. Cada uno de estos parámetros tendrá la siguiente ponderación:
1.- Calidad del material: En este parámetro se valoran las características de los materiales y la composición de los productos ofertados: 15 puntos.
Escala de puntuación:
MUY ADECUADO: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto al parámetro objeto de valoración.
15 puntos.
ADECUADO: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta alguna mejora respecto al parámetro objeto de valoración.
6 puntos.
ACEPTABLE: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración.
0 Puntos.

2.- Facilidad de utilización: En este parámetro se valorarán las condiciones del producto que hagan sencilla su utilización y la rapidez de programación: 15 puntos.
Escala de puntuación:
MUY ADECUADO: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto al parámetro objeto de valoración.
15 puntos.
ADECUADO: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta alguna mejora respecto al parámetro objeto de valoración.
6 puntos.
ACEPTABLE: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración.
0 Puntos.

3.- Seguridad de resultados: En este parámetro de valorará la ausencia de riesgo asociada a los productos en todas sus dimensiones (usuarios y profesionales): 15 puntos.
MUY ADECUADO: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto al parámetro objeto de valoración.
15 puntos.
ADECUADO: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta alguna mejora respecto al parámetro objeto de valoración.
6 puntos.
ACEPTABLE: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración.
0 Puntos.

4.- Eficacia en el resultado: Capacidad del material utilizado para conseguir los efectos perseguidos o deseados: 5 puntos.
Escala de valoración:
MUY ADECUADO: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto al parámetro objeto de valoración.
5 puntos.
ADECUADO: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta alguna mejora respecto al parámetro objeto de valoración.
2 puntos.
ACEPTABLE: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración
0 Puntos.

Umbral mínimo:

Aquellas ofertas que no alcancen un mínimo de 25 puntos del total de puntuación, en los criterios basados en juicio de valor, quedarán excluidas y no podrá continuar en el proceso selectivo de determinación de la oferta económicamente más ventajosa.
Si la oferta no cumple las características técnicas recogidas en el Cuadro Resumen, el PCAP o el PPT, se considerará NO ADECUADA y quedará excluida de la licitación

En cualquier caso se considerará no adecuada:

- Aquellos artículos que no cumplen las prescripciones técnicas establecidas.

- Aquellos artículos que cumpliendo las prescripciones técnicas establecidas presentan deficiencias en ergonomía, en la facilidad de uso y/o en la seguridad de manejo.

- Aquellos artículos no asociados a los GCs ó al código S.A.S objeto de licitación.

CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN DE LAS AGRUPACIONES DE LOTES

Las Agrupaciones de lotes serán valoradas de acuerdo con los siguientes criterios:

- La Agrupación será valorada de forma global y la puntuación final de la misma será la media de la puntuación obtenida por cada uno de los lotes que la integran, siempre que los artículos ofertados en cada uno de ellos alcancen el umbral mínimo establecido. (25 PUNTOS)

- Si alguno de los artículos ofertados en la Agrupación no consigue la puntuación que determina el umbral mínimo exigido, bien porque no cumpla o porque sea inadecuado, se entenderá que aquella no alcanza la puntuación mínima exigida y la oferta realizada en relación con dicha Agrupación quedará excluida de la licitación.

- En caso de ofertar una misma empresa varias referencias a un mismo lote de la agrupación, se tomará para los cálculos anteriormente expuestos, la mejor valoración.

A continuación, se detallan las empresas y los lotes a los que concurren que, aun cumpliendo las especificaciones técnicas, no han alcanzado el umbral mínimo:

EMPRESAS	LOTES	CAUSAS
Iberian Care 2016 S.L	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,13,14,15,16,17, 18,19,20,21,22,25,27,28,30,32,35.	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración
NIPRO MEDICAL SPAIN, S.L.	1,2,3,4.	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración
AMEVISA, S.A.	7,8,9,10,13,14,15,16	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración
LAMBRA, S.L.	7,8,9,10,21,22	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración
SANEX-SANIDAD EXTREMEÑA,S.L.	7,8,9,10,30	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración
PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L.	13,14,15,16,17,18,25,32	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración
BECTON DICKINSON, S.A.U.	17,18	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto
INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	17,18	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto

Sol Millennium España SL	21,22	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto
AMEBIL, S.L.	25	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto
FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A.	25	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto
IZASA HOSPITAL S.L.U	25	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto
LABORATORIOS CAIR ESPAÑA, S.L.U.	25	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto
ENVASES FARMACEUTICOS, S.A.	30	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto
Distrauma Medical, S.L.	32	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto
GARRIC MEDICA, S.L.	32	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración
TEXTILSUR MEDICA, S.L.	32	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto
SPAIMED IMPORT SL	35	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto

A continuación, se detallan las empresas y los lotes a los que concurren que no se valoran y las causas que lo motivan:

EMPRESAS	LOTES	CAUSAS
SPAIMED IMPORT SL	5,6,13,16	No se valora porque no presenta muestra obligatoria según PPT.
SPAIMED IMPORT SL	14,15	No se valora porque no licita a todos los lotes de la agrupación.
GARRIC MEDICA, S.L.	7,8,9	No se valora porque no presenta muestra obligatoria según PPT en todos los lotes de la agrupación.
GARRIC MEDICA, S.L.	10	No se valora porque no presenta muestra obligatoria según PPT.
GARRIC MEDICA, S.L.	13,15,16	No se valora porque uno de los lotes de la agrupación no cumple las Características Técnicas solicitadas según PPT.
NACATUR 2 ESPAÑA S.L.U.	13,14,16	No se valora porque no licita a todos los lotes de la agrupación.
KCI CLINIC SPAIN, S.L	35	No se valora porque en la subsanación solicitada por un error de referencia, incluye el Anexo VI indicando el precio del lote.

El resultado de la valoración de los criterios no automáticos, están reflejados en el ANEXO I, donde a su vez se detallan los aspectos que no han podido ser valorados.

En Jaén, a 16 de Octubre del 2024

Dª Rocío Ruiz Quirós, supervisora de enfermería de la unidad de urgencias del HSJC de Úbeda

Dº Ramón Martin Domínguez, supervisor de enfermería, Unidad de estrategia de cuidados del H. Universitario de Jaén

Dº Pedro Campos Quiñones, supervisor de enfermería de la unidad de urgencias del HSA de Linares.

Dª Mª Eugenia Muñoz Serrano. Supervisora de enfermería de la unidad de Quirófano, del HAG de Andújar.

Dª Araceli Gracia Mesa Supervisora de enfermería de la unidad de Farmacia, Endocrino y nutrición del H. Universitario de Jaén.

Agrupación	Lote	Clasificación Universal	Genérico de Centro (GC)	Nombre	Caracteristicas	Empresa	Ref.	CIP	Calidad del material (0-15 puntos)	Facilidad de utilización (0-15 puntos)	Seguridad de resultados (0-15 puntos)	Eficacia en el resultado (0-5 puntos)	Obsevaciones	Total puntuación técnica	Alcanzan el umbral mínimo
1	1	SU.PC.SANI.01.05.00.005000	B39221	JERINGA CONO LUER 5ml.- Tipo de Conexión:luer;	Jeringa de dos piezas, cuerpo y émbolo, éste último formado por una sola pieza. Cono leer. Capacidad 5 ml. Cilindro transparente. Anillo de seguridad para evitar que el émbolo se salga accidentalmente. Graduación impresa, imborrable. Escala en mililitros de acuerdo Sistema Internacional de Medidas. Libre de látex. Envase unitario estéril.	BECTON DICKINSON, S.A.U.	309050	100000406313	15	15	15	5	Envoltorio muy adecuado y muy resistente.Jeringa muy fácil de utilizar, cilindro con muy buena rotulación gráfica que facilita la visualización, muy suave la extracción del émbolo y anillo de seguridad muy fiable, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en resultados.	50	SI
1	1	SU.PC.SANI.01.05.00.005000	B39221	JERINGA CONO LUER 5ml.- Tipo de Conexión:luer;	Jeringa de dos piezas, cuerpo y émbolo, éste último formado por una sola pieza. Cono leer. Capacidad 5 ml. Cilindro transparente. Anillo de seguridad para evitar que el émbolo se salga accidentalmente. Graduación impresa, imborrable. Escala en mililitros de acuerdo Sistema Internacional de Medidas. Libre de látex. Envase unitario estéril.	GARRIC MEDICA, S.L.	307005	100107223060	15	6	6	2	Envoltorio muy adecuado y muy resistente. Cilindro con muy buena rotulación gráfica que facilita la visualización, anillo de seguridad muy fiable, la jeringa ofrece más resistencia a la extracción del émbolo, lo que disminuye la facilidad de utilización, seguridad y eficacia en resultados.	29	SI
1	1	SU.PC.SANI.01.05.00.005000	B39221	JERINGA CONO LUER 5ml.- Tipo de Conexión:luer;	Jeringa de dos piezas, cuerpo y émbolo, éste último formado por una sola pieza. Cono leer. Capacidad 5 ml. Cilindro transparente. Anillo de seguridad para evitar que el émbolo se salga accidentalmente. Graduación impresa, imborrable. Escala en mililitros de acuerdo Sistema Internacional de Medidas. Libre de látex. Envase unitario estéril.	Iberian Care 2016 S.L.	S2PL5	100150335943	0	0	0	0	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración	0	NO
1	1	SU.PC.SANI.01.05.00.005000	B39221	JERINGA CONO LUER 5ml.- Tipo de Conexión:luer;	Jeringa de dos piezas, cuerpo y émbolo, éste último formado por una sola pieza. Cono leer. Capacidad 5 ml. Cilindro transparente. Anillo de seguridad para evitar que el émbolo se salga accidentalmente. Graduación impresa, imborrable. Escala en mililitros de acuerdo Sistema Internacional de Medidas. Libre de látex. Envase unitario estéril.	NIPRO MEDICAL SPAIN, S.L.	SY2-5ESC-EC	100165957930	0	0	0	0	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración	0	NO
1	2	SU.PC.SANI.01.05.00.010000	B38097	JERINGA CONO LUER 10ml.- Tipo de Conexión:luer;	Jeringa de dos piezas, cuerpo y émbolo, éste último formado por una sola pieza. Cono luer. Capacidad 10 ml. Cilindro transparente. Anillo de seguridad para evitar que el émbolo se salga accidentalmente. Graduación impresa, imborrable. Escala en mililitros de acuerdo Sistema Internacional de Medidas. Libre de látex. Envase unitario estéril.	BECTON DICKINSON, S.A.U.	309110	100000406818	15	15	15	5	Envoltorio muy adecuado y muy resistente.Jeringa muy fácil de utilizar, cilindro con muy buena rotulación gráfica que facilita la visualización, muy suave la extracción del émbolo y anillo de seguridad muy fiable, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en resultados.	50	SI
1	2	SU.PC.SANI.01.05.00.010000	B38097	JERINGA CONO LUER 10ml.- Tipo de Conexión:luer;	Jeringa de dos piezas, cuerpo y émbolo, éste último formado por una sola pieza. Cono luer. Capacidad 10 ml. Cilindro transparente. Anillo de seguridad para evitar que el émbolo se salga accidentalmente. Graduación impresa, imborrable. Escala en mililitros de acuerdo Sistema Internacional de Medidas. Libre de látex. Envase unitario estéril.	GARRIC MEDICA, S.L.	308003	100107223262	15	6	6	2	Envoltorio muy adecuado y muy resistente. Cilindro con muy buena rotulación gráfica que facilita la visualización, anillo de seguridad muy fiable, la jeringa ofrece más resistencia a la extracción del émbolo, lo que disminuye la facilidad de utilización, seguridad y eficacia en resultados.	29	SI

Agrupación	Lote	Clasificación Universal	Genérico de Centro (GC)	Nombre	Caracteristicas	Empresa	Ref.	CIP	Calidad del material (0-15 puntos)	Facilidad de utilización (0-15 puntos)	Seguridad de resultados (0-15 puntos)	Eficacia en el resultado (0-5 puntos)	Obsevaciones	Total puntuación técnica	Alcanzan el umbral mínimo
1	2	SU.PC.SANI.01.05.00.010000	B38097	JERINGA CONO LUER 10ml.- Tipo de Conexión:luer;	Jeringa de dos piezas, cuerpo y émbolo, éste último formado por una sola pieza. Cono luer. Capacidad 10 ml. Cilindro transparente. Anillo de seguridad para evitar que el émbolo se salga accidentalmente. Graduación impresa, imborrable. Escala en mililitros de acuerdo Sistema Internacional de Medidas. Libre de látex. Envase unitario estéril.	Iberian Care 2016 S.L.	S2PL10	100150336155	0	0	0	0	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración	0	NO
1	2	SU.PC.SANI.01.05.00.010000	B38097	JERINGA CONO LUER 10ml.- Tipo de Conexión:luer;	Jeringa de dos piezas, cuerpo y émbolo, éste último formado por una sola pieza. Cono luer. Capacidad 10 ml. Cilindro transparente. Anillo de seguridad para evitar que el émbolo se salga accidentalmente. Graduación impresa, imborrable. Escala en mililitros de acuerdo Sistema Internacional de Medidas. Libre de látex. Envase unitario estéril.	NIPRO MEDICAL SPAIN, S.L.	SY2-10ESC-EC	100139314617	0	0	0	0	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración	0	NO
1	3	SU.PC.SANI.01.05.00.020000	B39223	JERINGA CONO LUER 20ml.- Tipo de Conexión:luer;	Jeringa de dos piezas, cuerpo y émbolo, éste último formado por una sola pieza. Cono luer excéntrico. Capacidad 20 ml. Cilindro transparente. Anillo de seguridad para evitar que el émbolo se salga accidentalmente. Graduación impresa, imborrable. Escala en mililitros de acuerdo Sistema Internacional de Medidas. Libre de látex. Envase unitario estéril.	BECTON DICKINSON, S.A.U.	300296	100000411566	15	15	15	5	Envoltorio muy adecuado y muy resistente.Jeringa muy fácil de utilizar, cilindro con muy buena rotulación gráfica que facilita la visualización, muy suave la extracción del émbolo y anillo de seguridad muy fiable, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en resultados.	50	SI
1	3	SU.PC.SANI.01.05.00.020000	B39223	JERINGA CONO LUER 20ml.- Tipo de Conexión:luer;	Jeringa de dos piezas, cuerpo y émbolo, éste último formado por una sola pieza. Cono luer excéntrico. Capacidad 20 ml. Cilindro transparente. Anillo de seguridad para evitar que el émbolo se salga accidentalmente. Graduación impresa, imborrable. Escala en mililitros de acuerdo Sistema Internacional de Medidas. Libre de látex. Envase unitario estéril.	GARRIC MEDICA, S.L.	309003	100135603339	15	6	6	2	Envoltorio muy adecuado y muy resistente. Cilindro con muy buena rotulación gráfica que facilita la visualización, anillo de seguridad muy fiable, la jeringa ofrece más resistencia a la extracción del émbolo, lo que disminuye la facilidad de utilización, seguridad y eficacia en resultados.	29	SI
1	3	SU.PC.SANI.01.05.00.020000	B39223	JERINGA CONO LUER 20ml.- Tipo de Conexión:luer;	Jeringa de dos piezas, cuerpo y émbolo, éste último formado por una sola pieza. Cono luer excéntrico. Capacidad 20 ml. Cilindro transparente. Anillo de seguridad para evitar que el émbolo se salga accidentalmente. Graduación impresa, imborrable. Escala en mililitros de acuerdo Sistema Internacional de Medidas. Libre de látex. Envase unitario estéril.	Iberian Care 2016 S.L.	S2PL20	100153527480	0	0	0	0	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración	0	NO
1	3	SU.PC.SANI.01.05.00.020000	B39223	JERINGA CONO LUER 20ml.- Tipo de Conexión:luer;	Jeringa de dos piezas, cuerpo y émbolo, éste último formado por una sola pieza. Cono luer excéntrico. Capacidad 20 ml. Cilindro transparente. Anillo de seguridad para evitar que el émbolo se salga accidentalmente. Graduación impresa, imborrable. Escala en mililitros de acuerdo Sistema Internacional de Medidas. Libre de látex. Envase unitario estéril.	NIPRO MEDICAL SPAIN, S.L.	SY2-20ESC-EC	100139314819	0	0	0	0	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración	0	NO
1	4	SU.PC.SANI.01.05.00.002000	B38541	JERINGA CONO LUER 2-3ml.- Tipo de Conexión:luer;	Jeringa de dos piezas, cuerpo y émbolo, éste último formado por una sola pieza. Cono luer. Capacidad 2 ml. Cilindro transparente. Anillo de seguridad para evitar que el émbolo se salga accidentalmente. Graduación impresa, imborrable. Escala en mililitros de acuerdo Sistema Internacional de Medidas. Libre de látex. Envase unitario estéril	BECTON DICKINSON, S.A.U.	300928	100000409747	15	15	15	5	Envoltorio muy adecuado y muy resistente.Jeringa muy fácil de utilizar, cilindro con muy buena rotulación gráfica que facilita la visualización, muy suave la extracción del émbolo y anillo de seguridad muy fiable, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en resultados.	50	SI

Agrupación	Lote	Clasificación Universal	Genérico de Centro (GC)	Nombre	Caracteristicas	Empresa	Ref.	CIP	Calidad del material (0-15 puntos)	Facilidad de utilización (0-15 puntos)	Seguridad de resultados (0-15 puntos)	Eficacia en el resultado (0-5 puntos)	Obsevaciones	Total puntuación técnica	Alcanzan el umbral mínimo
1	4	SU.PC.SANI.01.05.00.002000	B38541	JERINGA CONO LUER 2-3ml.-Tipo de Conexión:luer;	Jeringa de dos piezas, cuerpo y émbolo, éste último formado por una sola pieza. Cono luer. Capacidad 2 ml. Cilindro transparente. Anillo de seguridad para evitar que el émbolo se salga accidentalmente. Graduación impresa, imborrable. Escala en mililitros de acuerdo Sistema Internacional de Medidas. Libre de látex. Envase unitario estéril	GARRIC MEDICA, S.L.	313001	100107222858	15	6	6	2	Envoltorio muy adecuado y muy resistente. Cilindro con muy buena rotulación gráfica que facilita la visualización, anillo de seguridad muy fiable, la jeringa ofrece más resistencia a la extracción del émbolo, lo que disminuye la facilidad de utilización, seguridad y eficacia en resultados.	29	SI
1	4	SU.PC.SANI.01.05.00.002000	B38541	JERINGA CONO LUER 2-3ml.-Tipo de Conexión:luer;	Jeringa de dos piezas, cuerpo y émbolo, éste último formado por una sola pieza. Cono luer. Capacidad 2 ml. Cilindro transparente. Anillo de seguridad para evitar que el émbolo se salga accidentalmente. Graduación impresa, imborrable. Escala en mililitros de acuerdo Sistema Internacional de Medidas. Libre de látex. Envase unitario estéril	Iberian Care 2016 S.L.	S2PL2	100150335741	0	0	0	0	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración	0	NO
1	4	SU.PC.SANI.01.05.00.002000	B38541	JERINGA CONO LUER 2-3ml.-Tipo de Conexión:luer;	Jeringa de dos piezas, cuerpo y émbolo, éste último formado por una sola pieza. Cono luer. Capacidad 2 ml. Cilindro transparente. Anillo de seguridad para evitar que el émbolo se salga accidentalmente. Graduación impresa, imborrable. Escala en mililitros de acuerdo Sistema Internacional de Medidas. Libre de látex. Envase unitario estéril	NIPRO MEDICAL SPAIN, S.L.	SY2-2SC-EC	100139314415	0	0	0	0	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración	0	NO
2	5	SU.PC.SANI.01.05.00.200002	D91467	JERINGA 10ml PRECARGADA CON CLORURO SÓDICO AL 0,9%-Tipo de Conexión:luer-lock;Esterilidad:Sólo interna;	Jeringa precargada con solución salina: 0,9 % cloruro sódico, sin conservantes, solución acuosa isotónica no pirogénica. Material plástico. Cono luer-lock. Graduación impresa, imborrable. Capacidad 10ml. Envase unitario.	BECTON DICKINSON, S.A.U.	306575	100029600099	15	15	15	5	Envoltorio muy adecuado por su resistencia y apertura. Jeringa muy fácil de utilizar, tanto el enroscado como la inyección, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en resultados.	50	SI
2	5	SU.PC.SANI.01.05.00.200002	D91467	JERINGA 10ml PRECARGADA CON CLORURO SÓDICO AL 0,9%-Tipo de Conexión:luer-lock;Esterilidad:Sólo interna;	Jeringa precargada con solución salina: 0,9 % cloruro sódico, sin conservantes, solución acuosa isotónica no pirogénica. Material plástico. Cono luer-lock. Graduación impresa, imborrable. Capacidad 10ml. Envase unitario.	GARRIC MEDICA, S.L.	90318	100147962367	15	15	15	5	Envoltorio muy adecuado por su resistencia y apertura. Jeringa muy fácil de utilizar, tanto el enroscado como la inyección, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en resultados.	50	SI
2	5	SU.PC.SANI.01.05.00.200002	D91467	JERINGA 10ml PRECARGADA CON CLORURO SÓDICO AL 0,9%-Tipo de Conexión:luer-lock;Esterilidad:Sólo interna;	Jeringa precargada con solución salina: 0,9 % cloruro sódico, sin conservantes, solución acuosa isotónica no pirogénica. Material plástico. Cono luer-lock. Graduación impresa, imborrable. Capacidad 10ml. Envase unitario.	Iberian Care 2016 S.L.	FL1010N	100158879036	0	0	0	0	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración	0	NO
2	5	SU.PC.SANI.01.05.00.200002	D91467	JERINGA 10ml PRECARGADA CON CLORURO SÓDICO AL 0,9%-Tipo de Conexión:luer-lock;Esterilidad:Sólo interna;	Jeringa precargada con solución salina: 0,9 % cloruro sódico, sin conservantes, solución acuosa isotónica no pirogénica. Material plástico. Cono luer-lock. Graduación impresa, imborrable. Capacidad 10ml. Envase unitario.	IZASA HOSPITAL S.L.U	90318	100165974508	15	15	15	5	Envoltorio muy adecuado por su resistencia y apertura. Jeringa muy fácil de utilizar, tanto el enroscado como la inyección, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en resultados.	50	SI
2	5	SU.PC.SANI.01.05.00.200002	D91467	JERINGA 10ml PRECARGADA CON CLORURO SÓDICO AL 0,9%-Tipo de Conexión:luer-lock;Esterilidad:Sólo interna;	Jeringa precargada con solución salina: 0,9 % cloruro sódico, sin conservantes, solución acuosa isotónica no pirogénica. Material plástico. Cono luer-lock. Graduación impresa, imborrable. Capacidad 10ml. Envase unitario.	Medline International Iberia S.L.U.	CATHEFLUSH10ML	100165853081	15	15	15	5	Envoltorio muy adecuado por su resistencia y apertura. Jeringa muy fácil de utilizar, tanto el enroscado como la inyección, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en resultados.	50	SI
2	5	SU.PC.SANI.01.05.00.200002	D91467	JERINGA 10ml PRECARGADA CON CLORURO SÓDICO AL 0,9%-Tipo de Conexión:luer-lock;Esterilidad:Sólo interna;	Jeringa precargada con solución salina: 0,9 % cloruro sódico, sin conservantes, solución acuosa isotónica no pirogénica. Material plástico. Cono luer-lock. Graduación impresa, imborrable. Capacidad 10ml. Envase unitario.	SPAIMED IMPORT SL	VA0103PP	N/A					No se valora porque no presenta muestra obligatoria según PPT.		

Agrupación	Lote	Clasificación Universal	Genérico de Centro (GC)	Nombre	Caracteristicas	Empresa	Ref.	CIP	Calidad del material (0-15 puntos)	Facilidad de utilización (0-15 puntos)	Seguridad de resultados (0-15 puntos)	Eficacia en el resultado (0-5 puntos)	Obsevaciones	Total puntuación técnica	Alcanzan el umbral mínimo
2	6	SU.PC.SANI.01.05.00.200001	D91499	JERINGA 5ml PRECARGADA CON CLORURO SÓDICO AL 0,9%-Tipo de Conexión:luer-lock;Esterilidad:Sólo interna;	Jeringa precargada con solución salina: 0,9 % cloruro sódico, sin conservantes, solución acuosa isotónica no pirogénica. Conexión Luer-Lock. Libre de látex. Graduación impresa, imborrable. Envase unitario.	BECTON DICKINSON, S.A.U.	306574	100029589471	15	15	15	5	Envoltorio muy adecuado por su resistencia y apertura. Jeringa muy fácil de utilizar, tanto el enroscado como la inyección, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en resultados.	50	SI
2	6	SU.PC.SANI.01.05.00.200001	D91499	JERINGA 5ml PRECARGADA CON CLORURO SÓDICO AL 0,9%-Tipo de Conexión:luer-lock;Esterilidad:Sólo interna;	Jeringa precargada con solución salina: 0,9 % cloruro sódico, sin conservantes, solución acuosa isotónica no pirogénica. Conexión Luer-Lock. Libre de látex. Graduación impresa, imborrable. Envase unitario.	GARRIC MEDICA, S.L.	90319	100147962064	15	15	15	5	Envoltorio muy adecuado por su resistencia y apertura. Jeringa muy fácil de utilizar, tanto el enroscado como la inyección, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en resultados.	50	SI
2	6	SU.PC.SANI.01.05.00.200001	D91499	JERINGA 5ml PRECARGADA CON CLORURO SÓDICO AL 0,9%-Tipo de Conexión:luer-lock;Esterilidad:Sólo interna;	Jeringa precargada con solución salina: 0,9 % cloruro sódico, sin conservantes, solución acuosa isotónica no pirogénica. Conexión Luer-Lock. Libre de látex. Graduación impresa, imborrable. Envase unitario.	Iberian Care 2016 S.L.	FL0505N	100158870046	0	0	0	0	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración	0	NO
2	6	SU.PC.SANI.01.05.00.200001	D91499	JERINGA 5ml PRECARGADA CON CLORURO SÓDICO AL 0,9%-Tipo de Conexión:luer-lock;Esterilidad:Sólo interna;	Jeringa precargada con solución salina: 0,9 % cloruro sódico, sin conservantes, solución acuosa isotónica no pirogénica. Conexión Luer-Lock. Libre de látex. Graduación impresa, imborrable. Envase unitario.	IZASA HOSPITAL S.L.U	90319	100144897509	15	15	15	5	Envoltorio muy adecuado por su resistencia y apertura. Jeringa muy fácil de utilizar, tanto el enroscado como la inyección, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en resultados.	50	SI
2	6	SU.PC.SANI.01.05.00.200001	D91499	JERINGA 5ml PRECARGADA CON CLORURO SÓDICO AL 0,9%-Tipo de Conexión:luer-lock;Esterilidad:Sólo interna;	Jeringa precargada con solución salina: 0,9 % cloruro sódico, sin conservantes, solución acuosa isotónica no pirogénica. Conexión Luer-Lock. Libre de látex. Graduación impresa, imborrable. Envase unitario.	Medline International Iberia S.L.U.	CATHEFLUSH5ML	100165900268	15	15	15	5	Envoltorio muy adecuado por su resistencia y apertura. Jeringa muy fácil de utilizar, tanto el enroscado como la inyección, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en resultados.	50	SI
2	6	SU.PC.SANI.01.05.00.200001	D91499	JERINGA 5ml PRECARGADA CON CLORURO SÓDICO AL 0,9%-Tipo de Conexión:luer-lock;Esterilidad:Sólo interna;	Jeringa precargada con solución salina: 0,9 % cloruro sódico, sin conservantes, solución acuosa isotónica no pirogénica. Conexión Luer-Lock. Libre de látex. Graduación impresa, imborrable. Envase unitario.	SPAIMED IMPORT SL	VA0105PP	N/A					No se valora porque no presenta muestra obligatoria según PPT.		
3	7	SU.PC.SANI.01.05.00.305000	B41787	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 5ml.-Tipo de Conexión:luer;	Jeringa de tres piezas, cuerpo, émbolo y junta de estanqueidad. Cono luer. Capacidad: 5 ml. Cilindro transparente. Graduación impresa, imborrable. Escala graduada en mililitros de acuerdo Sistema Internacional de Medidas. Producto de un solo uso, estéril y libre de látex. .Envase unitario estéril	AMEVISA, S.A.	CH03005L	100163243826	0	0	0	0	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración	0	NO
3	7	SU.PC.SANI.01.05.00.305000	B41787	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 5ml.-Tipo de Conexión:luer;	Jeringa de tres piezas, cuerpo, émbolo y junta de estanqueidad. Cono luer. Capacidad: 5 ml. Cilindro transparente. Graduación impresa, imborrable. Escala graduada en mililitros de acuerdo Sistema Internacional de Medidas. Producto de un solo uso, estéril y libre de látex. .Envase unitario estéril	BECTON DICKINSON, S.A.U.	307731	100030599382	15	15	15	5	Envoltorio muy adecuado por su resistencia y apertura. Jeringa muy fácil de utilizar, con anillo de seguridad muy fiable, que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado.	50	SI

Agrupación	Lote	Clasificación Universal	Genérico de Centro (GC)	Nombre	Caracteristicas	Empresa	Ref.	CIP	Calidad del material (0-15 puntos)	Facilidad de utilización (0-15 puntos)	Seguridad de resultados (0-15 puntos)	Eficacia en el resultado (0-5 puntos)	Obsevaciones	Total puntuación técnica	Alcanzan el umbral mínimo
3	7	SU.PC.SANI.01.05.00.305000	B41787	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 5ml.-Tipo de Conexión:luer;	Jeringa de tres piezas, cuerpo, émbolo y junta de estanqueidad. Cono luer. Capacidad: 5 ml. Cilindro transparente. Graduación impresa, imborrable. Escala graduada en mililitros de acuerdo Sistema Internacional de Medidas. Producto de un solo uso, estéril y libre de látex. .Envase unitario estéril	C.V. MEDICA, S.L.	8500005	100099703706	15	15	15	5	Envoltorio muy adecuado por su resistencia y apertura. Jeringa muy fácil de utilizar, con anillo de seguridad muy fiable, que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado.	50	SI
3	7	SU.PC.SANI.01.05.00.305000	B41787	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 5ml.-Tipo de Conexión:luer;	Jeringa de tres piezas, cuerpo, émbolo y junta de estanqueidad. Cono luer. Capacidad: 5 ml. Cilindro transparente. Graduación impresa, imborrable. Escala graduada en mililitros de acuerdo Sistema Internacional de Medidas. Producto de un solo uso, estéril y libre de látex. .Envase unitario estéril	GARRIC MEDICA, S.L.	2500005	100163754685					No se valora porque no presenta muestra obligatoria según PPT en todos los lotes de la agrupación.		
3	7	SU.PC.SANI.01.05.00.305000	B41787	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 5ml.-Tipo de Conexión:luer;	Jeringa de tres piezas, cuerpo, émbolo y junta de estanqueidad. Cono luer. Capacidad: 5 ml. Cilindro transparente. Graduación impresa, imborrable. Escala graduada en mililitros de acuerdo Sistema Internacional de Medidas. Producto de un solo uso, estéril y libre de látex. .Envase unitario estéril	Iberian Care 2016 S.L.	S3PL5	100150336559	0	0	0	0	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración	0	NO
3	7	SU.PC.SANI.01.05.00.305000	B41787	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 5ml.-Tipo de Conexión:luer;	Jeringa de tres piezas, cuerpo, émbolo y junta de estanqueidad. Cono luer. Capacidad: 5 ml. Cilindro transparente. Graduación impresa, imborrable. Escala graduada en mililitros de acuerdo Sistema Internacional de Medidas. Producto de un solo uso, estéril y libre de látex. .Envase unitario estéril	LAMBRA, S.L.	CH03005L	100133443412	0	0	0	0	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración	0	NO
3	7	SU.PC.SANI.01.05.00.305000	B41787	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 5ml.-Tipo de Conexión:luer;	Jeringa de tres piezas, cuerpo, émbolo y junta de estanqueidad. Cono luer. Capacidad: 5 ml. Cilindro transparente. Graduación impresa, imborrable. Escala graduada en mililitros de acuerdo Sistema Internacional de Medidas. Producto de un solo uso, estéril y libre de látex. .Envase unitario estéril	NACATUR 2 ESPAÑA S.L.U.	CCAR00501000	100081267380	15	15	15	5	Envoltorio muy adecuado por su resistencia y apertura. Jeringa muy fácil de utilizar, con anillo de seguridad muy fiable, que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado.	50	SI
3	7	SU.PC.SANI.01.05.00.305000	B41787	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 5ml.-Tipo de Conexión:luer;	Jeringa de tres piezas, cuerpo, émbolo y junta de estanqueidad. Cono luer. Capacidad: 5 ml. Cilindro transparente. Graduación impresa, imborrable. Escala graduada en mililitros de acuerdo Sistema Internacional de Medidas. Producto de un solo uso, estéril y libre de látex. .Envase unitario estéril	PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L.	5ML	100013681798	15	15	15	5	Envoltorio muy adecuado por su resistencia y apertura. Jeringa muy fácil de utilizar, con anillo de seguridad muy fiable, que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado.	50	SI
3	7	SU.PC.SANI.01.05.00.305000	B41787	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 5ml.-Tipo de Conexión:luer;	Jeringa de tres piezas, cuerpo, émbolo y junta de estanqueidad. Cono luer. Capacidad: 5 ml. Cilindro transparente. Graduación impresa, imborrable. Escala graduada en mililitros de acuerdo Sistema Internacional de Medidas. Producto de un solo uso, estéril y libre de látex. .Envase unitario estéril	SANEX-SANIDAD EXTREMEÑA,S.L.	2075000090100	100166004219	0	0	0	0	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración	0	NO
3	8	SU.PC.SANI.01.05.00.310000	B41849	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 10ml.-Tipo de Conexión:luer;	Jeringa de tres piezas, cuerpo, émbolo y junta de estanqueidad. Cono luer. Capacidad: 10 ml. Cilindro transparente. Graduación impresa, imborrable. Escala graduada en mililitros de acuerdo Sistema Internacional de Medidas. Producto de un solo uso, estéril y libre de látex .Envase unitario estéril	AMEVISA, S.A.	CH03010L	100163244230	0	0	0	0	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración	0	NO

Agrupación	Lote	Clasificación Universal	Genérico de Centro (GC)	Nombre	Caracteristicas	Empresa	Ref.	CIP	Calidad del material (0-15 puntos)	Facilidad de utilización (0-15 puntos)	Seguridad de resultados (0-15 puntos)	Eficacia en el resultado (0-5 puntos)	Obsevaciones	Total puntuación técnica	Alcanzan el umbral mínimo
3	8	SU.PC.SANI.01.05.00.310000	B41849	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 10ml.-Tipo de Conexión:luer;	Jeringa de tres piezas, cuerpo, émbolo y junta de estanqueidad. Cono luer. Capacidad: 10 ml. Cilindro transparente. Graduación impresa, imborrable. Escala graduada en mililitros de acuerdo Sistema Internacional de Medidas. Producto de un solo uso, estéril y libre de látex .Envase unitario estéril	BECTON DICKINSON, S.A.U.	307736	100030599483	15	15	15	5	Envoltorio muy adecuado por su resistencia y apertura. Jeringa muy fácil de utilizar, con anillo de seguridad muy fiable, que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado.	50	SI
3	8	SU.PC.SANI.01.05.00.310000	B41849	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 10ml.-Tipo de Conexión:luer;	Jeringa de tres piezas, cuerpo, émbolo y junta de estanqueidad. Cono luer. Capacidad: 10 ml. Cilindro transparente. Graduación impresa, imborrable. Escala graduada en mililitros de acuerdo Sistema Internacional de Medidas. Producto de un solo uso, estéril y libre de látex .Envase unitario estéril	C.V. MEDICA, S.L.	8500010	100099703807	15	15	15	5	Envoltorio muy adecuado por su resistencia y apertura. Jeringa muy fácil de utilizar, con anillo de seguridad muy fiable, que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado.	50	SI
3	8	SU.PC.SANI.01.05.00.310000	B41849	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 10ml.-Tipo de Conexión:luer;	Jeringa de tres piezas, cuerpo, émbolo y junta de estanqueidad. Cono luer. Capacidad: 10 ml. Cilindro transparente. Graduación impresa, imborrable. Escala graduada en mililitros de acuerdo Sistema Internacional de Medidas. Producto de un solo uso, estéril y libre de látex .Envase unitario estéril	GARRIC MEDICA, S.L.	2500010	100165866810					No se valora porque no presenta muestra obligatoria según PPT en todos los lotes de la agrupación.		
3	8	SU.PC.SANI.01.05.00.310000	B41849	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 10ml.-Tipo de Conexión:luer;	Jeringa de tres piezas, cuerpo, émbolo y junta de estanqueidad. Cono luer. Capacidad: 10 ml. Cilindro transparente. Graduación impresa, imborrable. Escala graduada en mililitros de acuerdo Sistema Internacional de Medidas. Producto de un solo uso, estéril y libre de látex .Envase unitario estéril	Iberian Care 2016 S.L.	S3PL10	100153517489	0	0	0	0	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración	0	NO
3	8	SU.PC.SANI.01.05.00.310000	B41849	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 10ml.-Tipo de Conexión:luer;	Jeringa de tres piezas, cuerpo, émbolo y junta de estanqueidad. Cono luer. Capacidad: 10 ml. Cilindro transparente. Graduación impresa, imborrable. Escala graduada en mililitros de acuerdo Sistema Internacional de Medidas. Producto de un solo uso, estéril y libre de látex .Envase unitario estéril	LAMBRA, S.L.	CH03010L	100133453211	0	0	0	0	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración	0	NO
3	8	SU.PC.SANI.01.05.00.310000	B41849	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 10ml.-Tipo de Conexión:luer;	Jeringa de tres piezas, cuerpo, émbolo y junta de estanqueidad. Cono luer. Capacidad: 10 ml. Cilindro transparente. Graduación impresa, imborrable. Escala graduada en mililitros de acuerdo Sistema Internacional de Medidas. Producto de un solo uso, estéril y libre de látex .Envase unitario estéril	NACATUR 2 ESPAÑA S.L.U.	CCAR01001000	100152427176	15	15	15	5	Envoltorio muy adecuado por su resistencia y apertura. Jeringa muy fácil de utilizar, con anillo de seguridad muy fiable, que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado.	50	SI
3	8	SU.PC.SANI.01.05.00.310000	B41849	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 10ml.-Tipo de Conexión:luer;	Jeringa de tres piezas, cuerpo, émbolo y junta de estanqueidad. Cono luer. Capacidad: 10 ml. Cilindro transparente. Graduación impresa, imborrable. Escala graduada en mililitros de acuerdo Sistema Internacional de Medidas. Producto de un solo uso, estéril y libre de látex .Envase unitario estéril	PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L.	10ML	100013744431	15	15	15	5	Envoltorio muy adecuado por su resistencia y apertura. Jeringa muy fácil de utilizar, con anillo de seguridad muy fiable, que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado.	50	SI
3	8	SU.PC.SANI.01.05.00.310000	B41849	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 10ml.-Tipo de Conexión:luer;	Jeringa de tres piezas, cuerpo, émbolo y junta de estanqueidad. Cono luer. Capacidad: 10 ml. Cilindro transparente. Graduación impresa, imborrable. Escala graduada en mililitros de acuerdo Sistema Internacional de Medidas. Producto de un solo uso, estéril y libre de látex .Envase unitario estéril	SANEX-SANIDAD EXTREMEÑA,S.L.	58076000090200	100166004512	0	0	0	0	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración	0	NO

Agrupación	Lote	Clasificación Universal	Genérico de Centro (GC)	Nombre	Caracteristicas	Empresa	Ref.	CIP	Calidad del material (0-15 puntos)	Facilidad de utilización (0-15 puntos)	Seguridad de resultados (0-15 puntos)	Eficacia en el resultado (0-5 puntos)	Obsevaciones	Total puntuación técnica	Alcanzan el umbral mínimo
3	9	SU.PC.SANI.01.05.00.320000	B39228	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 20ml.-Tipo de Conexión:luer-lock;	Jeringa de tres piezas, cuerpo, émbolo y junta de estanqueidad. Capacidad 20 ml. Cono luer lock. Cilindro transparente. Graduación impresa, imborrable. Libre de látex . Envase unitario estéril	AMEVISA, S.A.	CH03020LL	100161259289	0	0	0	0	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración	0	NO
3	9	SU.PC.SANI.01.05.00.320000	B39228	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 20ml.-Tipo de Conexión:luer-lock;	Jeringa de tres piezas, cuerpo, émbolo y junta de estanqueidad. Capacidad 20 ml. Cono luer lock. Cilindro transparente. Graduación impresa, imborrable. Libre de látex . Envase unitario estéril	BECTON DICKINSON, S.A.U.	300629	100000405707	15	15	15	5	Envoltorio muy adecuado por su resistencia y apertura. Jeringa muy fácil de utilizar, con anillo de seguridad muy fiable, que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado.	50	SI
3	9	SU.PC.SANI.01.05.00.320000	B39228	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 20ml.-Tipo de Conexión:luer-lock;	Jeringa de tres piezas, cuerpo, émbolo y junta de estanqueidad. Capacidad 20 ml. Cono luer lock. Cilindro transparente. Graduación impresa, imborrable. Libre de látex . Envase unitario estéril	C.V. MEDICA, S.L.	8501020	100099721687	15	15	15	5	Envoltorio muy adecuado por su resistencia y apertura. Jeringa muy fácil de utilizar, con anillo de seguridad muy fiable, que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado.	50	SI
3	9	SU.PC.SANI.01.05.00.320000	B39228	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 20ml.-Tipo de Conexión:luer-lock;	Jeringa de tres piezas, cuerpo, émbolo y junta de estanqueidad. Capacidad 20 ml. Cono luer lock. Cilindro transparente. Graduación impresa, imborrable. Libre de látex . Envase unitario estéril	GARRIC MEDICA, S.L.	2500020LL	100165678811					No se valora porque no presenta muestra obligatoria según PPT en todos los lotes de la agrupación.		
3	9	SU.PC.SANI.01.05.00.320000	B39228	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 20ml.-Tipo de Conexión:luer-lock;	Jeringa de tres piezas, cuerpo, émbolo y junta de estanqueidad. Capacidad 20 ml. Cono luer lock. Cilindro transparente. Graduación impresa, imborrable. Libre de látex . Envase unitario estéril	Iberian Care 2016 S.L.	S3PLL20C	100158868823	0	0	0	0	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración	0	NO
3	9	SU.PC.SANI.01.05.00.320000	B39228	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 20ml.-Tipo de Conexión:luer-lock;	Jeringa de tres piezas, cuerpo, émbolo y junta de estanqueidad. Capacidad 20 ml. Cono luer lock. Cilindro transparente. Graduación impresa, imborrable. Libre de látex . Envase unitario estéril	LAMBRA, S.L.	CH03020LL	100129302888	0	0	0	0	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración	0	NO
3	9	SU.PC.SANI.01.05.00.320000	B39228	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 20ml.-Tipo de Conexión:luer-lock;	Jeringa de tres piezas, cuerpo, émbolo y junta de estanqueidad. Capacidad 20 ml. Cono luer lock. Cilindro transparente. Graduación impresa, imborrable. Libre de látex . Envase unitario estéril	NACATUR 2 ESPAÑA S.L.U.	CCAR02003000	100081267784	15	15	15	5	Envoltorio muy adecuado por su resistencia y apertura. Jeringa muy fácil de utilizar, con anillo de seguridad muy fiable, que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado.	50	SI
3	9	SU.PC.SANI.01.05.00.320000	B39228	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 20ml.-Tipo de Conexión:luer-lock;	Jeringa de tres piezas, cuerpo, émbolo y junta de estanqueidad. Capacidad 20 ml. Cono luer lock. Cilindro transparente. Graduación impresa, imborrable. Libre de látex . Envase unitario estéril	PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L.	20MLLL	100157429999	15	15	15	5	Envoltorio muy adecuado por su resistencia y apertura. Jeringa muy fácil de utilizar, con anillo de seguridad muy fiable, que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado.	50	SI
3	9	SU.PC.SANI.01.05.00.320000	B39228	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 20ml.-Tipo de Conexión:luer-lock;	Jeringa de tres piezas, cuerpo, émbolo y junta de estanqueidad. Capacidad 20 ml. Cono luer lock. Cilindro transparente. Graduación impresa, imborrable. Libre de látex . Envase unitario estéril	SANEX-SANIDAD EXTREMEÑA,S.L.	58077000090600	100166004613	0	0	0	0	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración	0	NO
3	10	SU.PC.SANI.01.05.00.350000	D93910	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 50ml.-Tipo de Conexión:luer-lock;Color de la jeringa:transparente;	Jeringa de tres piezas, cuerpo, émbolo y junta de estanqueidad. Capacidad 50 ml. Cono luer lock. Cilindro transparente. Anillo de seguridad reforzado. Graduación impresa, imborrable. Libre de látex. Envase unitario estéril	AMEVISA, S.A.	CH03050LL	100161259683	0	0	0	0	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración	0	NO
3	10	SU.PC.SANI.01.05.00.350000	D93910	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 50ml.-Tipo de Conexión:luer-lock;Color de la jeringa:transparente;	Jeringa de tres piezas, cuerpo, émbolo y junta de estanqueidad. Capacidad 50 ml. Cono luer lock. Cilindro transparente. Anillo de seguridad reforzado. Graduación impresa, imborrable. Libre de látex. Envase unitario estéril	BECTON DICKINSON, S.A.U.	300865	100000352065	15	15	15	5	Envoltorio muy adecuado por su resistencia y apertura. Jeringa muy fácil de utilizar, con anillo de seguridad muy fiable, que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado.	50	SI
3	10	SU.PC.SANI.01.05.00.350000	D93910	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 50ml.-Tipo de Conexión:luer-lock;Color de la jeringa:transparente;	Jeringa de tres piezas, cuerpo, émbolo y junta de estanqueidad. Capacidad 50 ml. Cono luer lock. Cilindro transparente. Anillo de seguridad reforzado. Graduación impresa, imborrable. Libre de látex. Envase unitario estéril	C.V. MEDICA, S.L.	8501050	100114142655	15	15	15	5	Envoltorio muy adecuado por su resistencia y apertura. Jeringa muy fácil de utilizar, con anillo de seguridad muy fiable, que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado.	50	SI

Agrupación	Lote	Clasificación Universal	Genérico de Centro (GC)	Nombre	Caracteristicas	Empresa	Ref.	CIP	Calidad del material (0-15 puntos)	Facilidad de utilización (0-15 puntos)	Seguridad de resultados (0-15 puntos)	Eficacia en el resultado (0-5 puntos)	Obsevaciones	Total puntuación técnica	Alcanzan el umbral mínimo
3	10	SU.PC.SANI.01.05.00.350000	D93910	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 50ml.-Tipo de Conexión:luer-lock;Color de la jeringa:transparente;	Jeringa de tres piezas, cuerpo, émbolo y junta de estanqueidad. Capacidad 50 ml. Cono luer lock. Cilindro transparente. Anillo de seguridad reforzado. Graduación impresa, imborrable. Libre de látex. Envase unitario estéril	GARRIC MEDICA, S.L.	2500060LL	100166165437					No se valora porque no presenta muestra obligatoria según PPT.		
3	10	SU.PC.SANI.01.05.00.350000	D93910	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 50ml.-Tipo de Conexión:luer-lock;Color de la jeringa:transparente;	Jeringa de tres piezas, cuerpo, émbolo y junta de estanqueidad. Capacidad 50 ml. Cono luer lock. Cilindro transparente. Anillo de seguridad reforzado. Graduación impresa, imborrable. Libre de látex. Envase unitario estéril	Iberian Care 2016 S.L.	S3PLL50C	100161036934	0	0	0	0	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración	0	NO
3	10	SU.PC.SANI.01.05.00.350000	D93910	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 50ml.-Tipo de Conexión:luer-lock;Color de la jeringa:transparente;	Jeringa de tres piezas, cuerpo, émbolo y junta de estanqueidad. Capacidad 50 ml. Cono luer lock. Cilindro transparente. Anillo de seguridad reforzado. Graduación impresa, imborrable. Libre de látex. Envase unitario estéril	LAMBRA, S.L.	CH03050LL	100166002895	0	0	0	0	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración	0	NO
3	10	SU.PC.SANI.01.05.00.350000	D93910	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 50ml.-Tipo de Conexión:luer-lock;Color de la jeringa:transparente;	Jeringa de tres piezas, cuerpo, émbolo y junta de estanqueidad. Capacidad 50 ml. Cono luer lock. Cilindro transparente. Anillo de seguridad reforzado. Graduación impresa, imborrable. Libre de látex. Envase unitario estéril	NACATUR 2 ESPAÑA S.L.U.	CCAR05003000	100081267885	15	15	15	5	Envoltorio muy adecuado por su resistencia y apertura. Jeringa muy fácil de utilizar, con anillo de seguridad muy fiable, que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado.	50	SI
3	10	SU.PC.SANI.01.05.00.350000	D93910	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 50ml.-Tipo de Conexión:luer-lock;Color de la jeringa:transparente;	Jeringa de tres piezas, cuerpo, émbolo y junta de estanqueidad. Capacidad 50 ml. Cono luer lock. Cilindro transparente. Anillo de seguridad reforzado. Graduación impresa, imborrable. Libre de látex. Envase unitario estéril	PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L.	50MLLL	100114322076	15	15	15	5	Envoltorio muy adecuado por su resistencia y apertura. Jeringa muy fácil de utilizar, con anillo de seguridad muy fiable, que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado.	50	SI
3	10	SU.PC.SANI.01.05.00.350000	D93910	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 50ml.-Tipo de Conexión:luer-lock;Color de la jeringa:transparente;	Jeringa de tres piezas, cuerpo, émbolo y junta de estanqueidad. Capacidad 50 ml. Cono luer lock. Cilindro transparente. Anillo de seguridad reforzado. Graduación impresa, imborrable. Libre de látex. Envase unitario estéril	SANEX-SANIDAD EXTREMEÑA,S.L.	58079000090600	100166004714	0	0	0	0	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración	0	NO
4	11	SU.PC.SANI.01.05.00.300005	E79387	JERINGA PRECARGADA CON EMBOLO DE PRECISION 2-3ml CON TAPON DESINFECTANTE-Tipo de conexión:Luer-Lock;	Jeringa de tres piezas (cuerpo, émbolo y junta de estanqueidad). Precargada con cloruro sódico al 0,9%. Cono luer-lock. Graduación impresa, imborrable. Con tapón de desinfección estéril integrado en el émbolo de la jeringa. Con esponja interna impregnada de alcohol isopropílico. Envase unitario estéril. Material libre de látex y de DEHP.	B.BRAUN MEDICAL, S.A.	EM-3513572SC	100098355487	15	15	15	5	Envoltorio muy adecuado por su resistencia y apertura. Jeringa muy fácil de utilizar, en el enroscado y en la inyección, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado.	50	SI
4	11	SU.PC.SANI.01.05.00.300005	E79387	JERINGA PRECARGADA CON EMBOLO DE PRECISION 2-3ml CON TAPON DESINFECTANTE-Tipo de conexión:Luer-Lock;	Jeringa de tres piezas (cuerpo, émbolo y junta de estanqueidad). Precargada con cloruro sódico al 0,9%. Cono luer-lock. Graduación impresa, imborrable. Con tapón de desinfección estéril integrado en el émbolo de la jeringa. Con esponja interna impregnada de alcohol isopropílico. Envase unitario estéril. Material libre de látex y de DEHP.	Medline International Iberia S.L.U.	EMZG731800	100152966716	15	15	15	5	Envoltorio muy adecuado por su resistencia y apertura. Jeringa muy fácil de utilizar, en el enroscado y en la inyección, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado.	50	SI
4	12	SU.PC.SANI.01.05.00.300007	E79388	JERINGA PRECARGADA CON EMBOLO DE PRECISIÓN 10ml. CON TAPON DESINFECTANTE-Tipo de conexión:Luer-Lock;	Jeringa de tres piezas (cuerpo, émbolo y junta de estanqueidad). Precargada con cloruro sódico al 0,9%. Cono luer-lock. Graduación impresa, imborrable. Con tapón de desinfección estéril integrado en el émbolo de la jeringa. Con esponja interna impregnada de alcohol isopropílico. Envase unitario estéril. Material libre de látex y de DEHP.	B.BRAUN MEDICAL, S.A.	EM-3513576SC	100098363963	15	15	15	5	Envoltorio muy adecuado por su resistencia y apertura. Jeringa muy fácil de utilizar, en el enroscado y en la inyección, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado.	50	SI

Agrupación	Lote	Clasificación Universal	Genérico de Centro (GC)	Nombre	Caracteristicas	Empresa	Ref.	CIP	Calidad del material (0-15 puntos)	Facilidad de utilización (0-15 puntos)	Seguridad de resultados (0-15 puntos)	Eficacia en el resultado (0-5 puntos)	Obsevaciones	Total puntuación técnica	Alcanzan el umbral mínimo
4	12	SU.PC.SANI.01.05.00.300007	E79388	JERINGA PRECARGADA CON EMBOLO DE PRECISIÓN 10ml. CON TAPON DESINFECTANTE-Tipo de conexión:Luer-Lock;	Jeringa de tres piezas (cuerpo, émbolo y junta de estanqueidad). Precargada con cloruro sódico al 0,9%. Cono luer-lock. Graduación impresa, imborrable. Con tapón de desinfección estéril integrado en el émbolo de la jeringa. Con esponja interna impregnada de alcohol isopropílico. Envase unitario estéril. Material libre de látex y de DEHP.	Medline International Iberia S.L.U.	EMZG711600	100152966514	15	15	15	5	Envoltorio muy adecuado por su resistencia y apertura. Jeringa muy fácil de utilizar, en el enroscado y en la inyección, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado.	50	SI
5	13	SU.PC.SANI.01.05.02.105000	D49845	LLAVE DE 3 PASOS CON LINEA EXTENSION 50-100cm.-Longitud de la línea:[50-100);	Dispositivo con un terminal macho y dos terminales hembra que alternan su uso mediante 3 pasos. Incluye una línea de extensión. Con sistema de selección de pasos. Cuerpo y línea transparente de alta resistencia (maximo 4 bares de presión) . Tapones protectores en los terminales. Envase estéril unitario, libre de látex	AMEVISA, S.A.	1843404B7F	100163247664	0	0	0	0	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración	0	NO
5	13	SU.PC.SANI.01.05.02.105000	D49845	LLAVE DE 3 PASOS CON LINEA EXTENSION 50-100cm.-Longitud de la línea:[50-100);	Dispositivo con un terminal macho y dos terminales hembra que alternan su uso mediante 3 pasos. Incluye una línea de extensión. Con sistema de selección de pasos. Cuerpo y línea transparente de alta resistencia (maximo 4 bares de presión) . Tapones protectores en los terminales. Envase estéril unitario, libre de látex	BECTON DICKINSON, S.A.U.	394951	100006883923	15	15	15	5	Envoltorio muy adecuado por su resistencia y apertura. Llave muy fácil de utilizar, dispositivo ergonómico y con giro suave y preciso, de tamaño muy adecuado y facilidad en el engarce de los terminales, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado.	50	SI
5	13	SU.PC.SANI.01.05.02.105000	D49845	LLAVE DE 3 PASOS CON LINEA EXTENSION 50-100cm.-Longitud de la línea:[50-100);	Dispositivo con un terminal macho y dos terminales hembra que alternan su uso mediante 3 pasos. Incluye una línea de extensión. Con sistema de selección de pasos. Cuerpo y línea transparente de alta resistencia (maximo 4 bares de presión) . Tapones protectores en los terminales. Envase estéril unitario, libre de látex	C.V. MEDICA, S.L.	8400024	100130453319	15	6	6	2	Envoltorio muy adecuado por su resistencia y apertura. Dispositivo ergonómico y con giro suave, el tamaño dificulta su manejabilidad, lo que disminuye la facilidad de utilizacion, seguridad y eficacia en el resultado.	29	SI
5	13	SU.PC.SANI.01.05.02.105000	D49845	LLAVE DE 3 PASOS CON LINEA EXTENSION 50-100cm.-Longitud de la línea:[50-100);	Dispositivo con un terminal macho y dos terminales hembra que alternan su uso mediante 3 pasos. Incluye una línea de extensión. Con sistema de selección de pasos. Cuerpo y línea transparente de alta resistencia (maximo 4 bares de presión) . Tapones protectores en los terminales. Envase estéril unitario, libre de látex	ENDOOK EUROPA S.L.	KTP-50	100130733943	15	15	15	5	Envoltorio muy adecuado por su resistencia y apertura. Llave muy fácil de utilizar, dispositivo ergonómico y con giro suave y preciso, de tamaño muy adecuado y facilidad en el engarce de los terminales, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado.	50	SI
5	13	SU.PC.SANI.01.05.02.105000	D49845	LLAVE DE 3 PASOS CON LINEA EXTENSION 50-100cm.-Longitud de la línea:[50-100);	Dispositivo con un terminal macho y dos terminales hembra que alternan su uso mediante 3 pasos. Incluye una línea de extensión. Con sistema de selección de pasos. Cuerpo y línea transparente de alta resistencia (maximo 4 bares de presión) . Tapones protectores en los terminales. Envase estéril unitario, libre de látex	GARRIC MEDICA, S.L.	V10850 (1021-50)	100106484590					No se valora porque uno de los lotes de la agrupación no cumple las Características Técnicas solicitadas según PPT.		
5	13	SU.PC.SANI.01.05.02.105000	D49845	LLAVE DE 3 PASOS CON LINEA EXTENSION 50-100cm.-Longitud de la línea:[50-100);	Dispositivo con un terminal macho y dos terminales hembra que alternan su uso mediante 3 pasos. Incluye una línea de extensión. Con sistema de selección de pasos. Cuerpo y línea transparente de alta resistencia (maximo 4 bares de presión) . Tapones protectores en los terminales. Envase estéril unitario, libre de látex	Iberian Care 2016 S.L.	SCWEL-50	100163114823	0	0	0	0	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración	0	NO
5	13	SU.PC.SANI.01.05.02.105000	D49845	LLAVE DE 3 PASOS CON LINEA EXTENSION 50-100cm.-Longitud de la línea:[50-100);	Dispositivo con un terminal macho y dos terminales hembra que alternan su uso mediante 3 pasos. Incluye una línea de extensión. Con sistema de selección de pasos. Cuerpo y línea transparente de alta resistencia (maximo 4 bares de presión) . Tapones protectores en los terminales. Envase estéril unitario, libre de látex	NACATUR 2 ESPAÑA S.L.U.	DCPR0108	100070103020					No se valora porque no licita a todos los lotes de la agrupación.		

Agrupación	Lote	Clasificación Universal	Genérico de Centro (GC)	Nombre	Caracteristicas	Empresa	Ref.	CIP	Calidad del material (0-15 puntos)	Facilidad de utilización (0-15 puntos)	Seguridad de resultados (0-15 puntos)	Eficacia en el resultado (0-5 puntos)	Obsevaciones	Total puntuación técnica	Alcanzan el umbral mínimo
5	13	SU.PC.SANI.01.05.02.105000	D49845	LLAVE DE 3 PASOS CON LINEA EXTENSION 50-100cm.-Longitud de la línea:[50-100);	Dispositivo con un terminal macho y dos terminales hembra que alternan su uso mediante 3 pasos. Incluye una línea de extensión. Con sistema de selección de pasos. Cuerpo y línea transparente de alta resistencia (maximo 4 bares de presión) . Tapones protectores en los terminales. Envase estéril unitario, libre de látex	PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L.	307.4429	100158996119	0	0	0	0	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración	0	NO
5	13	SU.PC.SANI.01.05.02.105000	D49845	LLAVE DE 3 PASOS CON LINEA EXTENSION 50-100cm.-Longitud de la línea:[50-100);	Dispositivo con un terminal macho y dos terminales hembra que alternan su uso mediante 3 pasos. Incluye una línea de extensión. Con sistema de selección de pasos. Cuerpo y línea transparente de alta resistencia (maximo 4 bares de presión) . Tapones protectores en los terminales. Envase estéril unitario, libre de látex	SPAIMED IMPORT SL	TW0150	N/A					No se valora porque no presenta muestra obligatoria según PPT.		
5	14	SU.PC.SANI.01.05.02.100001	F18233	LLAVE DE 3 PASOS CON LINEA EXTENSION < 50cm.-Conexión móvil 360º:No;Longitud de la línea:[0-25);	Dispositivo con un terminal macho luer-lock y dos terminales luer-lock hembra que alternan su uso mediante 3 pasos. Línea de extensión.Con sistema de selección de pasos. Cuerpo y línea transparente de alta resistencia (maximo 4 bares de presión) . Tapones protectores en los terminales. Envase estéril unitario, libre de látex.	AMEVISA, S.A.	1843484B7F	100161256754	0	0	0	0	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración	0	NO
5	14	SU.PC.SANI.01.05.02.100001	F18233	LLAVE DE 3 PASOS CON LINEA EXTENSION < 50cm.-Conexión móvil 360º:No;Longitud de la línea:[0-25);	Dispositivo con un terminal macho luer-lock y dos terminales luer-lock hembra que alternan su uso mediante 3 pasos. Línea de extensión.Con sistema de selección de pasos. Cuerpo y línea transparente de alta resistencia (maximo 4 bares de presión) . Tapones protectores en los terminales. Envase estéril unitario, libre de látex.	BECTON DICKINSON, S.A.U.	394945	100006902420	15	15	15	5	Envoltorio muy adecuado por su resistencia y apertura. Llave muy fácil de utilizar, dispositivo ergonómico y con giro suave y preciso, de tamaño muy adecuado y facilidad en el engarce de los terminales, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado.	50	SI
5	14	SU.PC.SANI.01.05.02.100001	F18233	LLAVE DE 3 PASOS CON LINEA EXTENSION < 50cm.-Conexión móvil 360º:No;Longitud de la línea:[0-25);	Dispositivo con un terminal macho luer-lock y dos terminales luer-lock hembra que alternan su uso mediante 3 pasos. Línea de extensión.Con sistema de selección de pasos. Cuerpo y línea transparente de alta resistencia (maximo 4 bares de presión) . Tapones protectores en los terminales. Envase estéril unitario, libre de látex.	C.V. MEDICA, S.L.	8400021	100106832414	15	6	6	2	Envoltorio muy adecuado por su resistencia y apertura. Dispositivo ergonómico y con giro suave, el tamaño dificulta su manejabilidad, lo que disminuye la facilidad de utilizacion, seguridad y eficacia en el resultado.	29	SI
5	14	SU.PC.SANI.01.05.02.100001	F18233	LLAVE DE 3 PASOS CON LINEA EXTENSION < 50cm.-Conexión móvil 360º:No;Longitud de la línea:[0-25);	Dispositivo con un terminal macho luer-lock y dos terminales luer-lock hembra que alternan su uso mediante 3 pasos. Línea de extensión.Con sistema de selección de pasos. Cuerpo y línea transparente de alta resistencia (maximo 4 bares de presión) . Tapones protectores en los terminales. Envase estéril unitario, libre de látex.	ENDOOK EUROPA S.L.	KTP-10	100130743045	15	15	15	5	Envoltorio muy adecuado por su resistencia y apertura. Llave muy fácil de utilizar, dispositivo ergonómico y con giro suave y preciso, de tamaño muy adecuado y facilidad en el engarce de los terminales, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado.	50	SI
5	14	SU.PC.SANI.01.05.02.100001	F18233	LLAVE DE 3 PASOS CON LINEA EXTENSION < 50cm.-Conexión móvil 360º:No;Longitud de la línea:[0-25);	Dispositivo con un terminal macho luer-lock y dos terminales luer-lock hembra que alternan su uso mediante 3 pasos. Línea de extensión.Con sistema de selección de pasos. Cuerpo y línea transparente de alta resistencia (maximo 4 bares de presión) . Tapones protectores en los terminales. Envase estéril unitario, libre de látex.	GARRIC MEDICA, S.L.	V10810 (1021-10)	100106484297					No adecuado. No cumple las características solicitadas en el PPT. Conexión móvil: si, que no es lo solicitado para éste lote.		
5	14	SU.PC.SANI.01.05.02.100001	F18233	LLAVE DE 3 PASOS CON LINEA EXTENSION < 50cm.-Conexión móvil 360º:No;Longitud de la línea:[0-25);	Dispositivo con un terminal macho luer-lock y dos terminales luer-lock hembra que alternan su uso mediante 3 pasos. Línea de extensión.Con sistema de selección de pasos. Cuerpo y línea transparente de alta resistencia (maximo 4 bares de presión) . Tapones protectores en los terminales. Envase estéril unitario, libre de látex.	Iberian Care 2016 S.L.	SCWEL-10	100165960860	0	0	0	0	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración	0	NO

Agrupación	Lote	Clasificación Universal	Genérico de Centro (GC)	Nombre	Caracteristicas	Empresa	Ref.	CIP	Calidad del material (0-15 puntos)	Facilidad de utilización (0-15 puntos)	Seguridad de resultados (0-15 puntos)	Eficacia en el resultado (0-5 puntos)	Obsevaciones	Total puntuación técnica	Alcanzan el umbral mínimo
5	14	SU.PC.SANI.01.05.02.100001	F18233	LLAVE DE 3 PASOS CON LINEA EXTENSION < 50cm.-Conexión móvil 360º:No;Longitud de la línea:[0-25);	Dispositivo con un terminal macho luer-lock y dos terminales luer-lock hembra que alternan su uso mediante 3 pasos. Línea de extensión.Con sistema de selección de pasos. Cuerpo y línea transparente de alta resistencia (maximo 4 bares de presión) . Tapones protectores en los terminales. Envase estéril unitario, libre de látex.	NACATUR 2 ESPAÑA S.L.U.	DCPR0013	100070102717					No se valora porque no licita a todos los lotes de la agrupación.		
5	14	SU.PC.SANI.01.05.02.100001	F18233	LLAVE DE 3 PASOS CON LINEA EXTENSION < 50cm.-Conexión móvil 360º:No;Longitud de la línea:[0-25);	Dispositivo con un terminal macho luer-lock y dos terminales luer-lock hembra que alternan su uso mediante 3 pasos. Línea de extensión.Con sistema de selección de pasos. Cuerpo y línea transparente de alta resistencia (maximo 4 bares de presión) . Tapones protectores en los terminales. Envase estéril unitario, libre de látex.	PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L.	307.2804	100131684242	0	0	0	0	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración	0	NO
5	14	SU.PC.SANI.01.05.02.100001	F18233	LLAVE DE 3 PASOS CON LINEA EXTENSION < 50cm.-Conexión móvil 360º:No;Longitud de la línea:[0-25);	Dispositivo con un terminal macho luer-lock y dos terminales luer-lock hembra que alternan su uso mediante 3 pasos. Línea de extensión.Con sistema de selección de pasos. Cuerpo y línea transparente de alta resistencia (maximo 4 bares de presión) . Tapones protectores en los terminales. Envase estéril unitario, libre de látex.	SPAIMED IMPORT SL	TW0110	N/A					No se valora porque no licita a todos los lotes de la agrupación.		
5	15	SU.PC.SANI.01.05.02.110000	B38418	LLAVE DE 3 PASOS CON LINEA EXTENSION 100-200cm.-Longitud de la línea:[100-150);	Dispositivo con un terminal macho luer-lock y dos terminales luer-lock hembra que alternan su uso mediante 3 pasos. Línea de extensión. Con sistema de selección de pasos. Cuerpo y línea transparente de alta resistencia (maximo 4 bares de presión) . Tapones protectores en los terminales. Envase estéril unitario, libre de látex.	AMEVISA, S.A.	1843434B7F	100165908541	0	0	0	0	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración	0	NO
5	15	SU.PC.SANI.01.05.02.110000	B38418	LLAVE DE 3 PASOS CON LINEA EXTENSION 100-200cm.-Longitud de la línea:[100-150);	Dispositivo con un terminal macho luer-lock y dos terminales luer-lock hembra que alternan su uso mediante 3 pasos. Línea de extensión. Con sistema de selección de pasos. Cuerpo y línea transparente de alta resistencia (maximo 4 bares de presión) . Tapones protectores en los terminales. Envase estéril unitario, libre de látex.	BECTON DICKINSON, S.A.U.	394961	100006877265	15	15	15	5	Envoltorio muy adecuado por su resistencia y apertura. Llave muy fácil de utilizar, dispositivo ergonómico y con giro suave y preciso, de tamaño muy adecuado y facilidad en el engarce de los terminales, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado.	50	SI
5	15	SU.PC.SANI.01.05.02.110000	B38418	LLAVE DE 3 PASOS CON LINEA EXTENSION 100-200cm.-Longitud de la línea:[100-150);	Dispositivo con un terminal macho luer-lock y dos terminales luer-lock hembra que alternan su uso mediante 3 pasos. Línea de extensión. Con sistema de selección de pasos. Cuerpo y línea transparente de alta resistencia (maximo 4 bares de presión) . Tapones protectores en los terminales. Envase estéril unitario, libre de látex.	C.V. MEDICA, S.L.	8400025	100130453410	15	6	6	2	Envoltorio muy adecuado por su resistencia y apertura. Dispositivo ergonómico y con giro suave, el tamaño dificulta su manejabilidad, lo que disminuye la facilidad de utilizacion, seguridad y eficacia en el resultado.	29	SI
5	15	SU.PC.SANI.01.05.02.110000	B38418	LLAVE DE 3 PASOS CON LINEA EXTENSION 100-200cm.-Longitud de la línea:[100-150);	Dispositivo con un terminal macho luer-lock y dos terminales luer-lock hembra que alternan su uso mediante 3 pasos. Línea de extensión. Con sistema de selección de pasos. Cuerpo y línea transparente de alta resistencia (maximo 4 bares de presión) . Tapones protectores en los terminales. Envase estéril unitario, libre de látex.	ENDOOK EUROPA S.L.	KTP-100	100130734155	15	15	15	5	Envoltorio muy adecuado por su resistencia y apertura. Llave muy fácil de utilizar, dispositivo ergonómico y con giro suave y preciso, de tamaño muy adecuado y facilidad en el engarce de los terminales, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado.	50	SI
5	15	SU.PC.SANI.01.05.02.110000	B38418	LLAVE DE 3 PASOS CON LINEA EXTENSION 100-200cm.-Longitud de la línea:[100-150);	Dispositivo con un terminal macho luer-lock y dos terminales luer-lock hembra que alternan su uso mediante 3 pasos. Línea de extensión. Con sistema de selección de pasos. Cuerpo y línea transparente de alta resistencia (maximo 4 bares de presión) . Tapones protectores en los terminales. Envase estéril unitario, libre de látex.	GARRIC MEDICA, S.L.	V108100 (1021-100)	100106484691					No se valora porque uno de los lotes de la agrupación no cumple las Caracteristicas Técnicas solicitadas según PPT.		

Agrupación	Lote	Clasificación Universal	Genérico de Centro (GC)	Nombre	Caracteristicas	Empresa	Ref.	CIP	Calidad del material (0-15 puntos)	Facilidad de utilización (0-15 puntos)	Seguridad de resultados (0-15 puntos)	Eficacia en el resultado (0-5 puntos)	Obsevaciones	Total puntuación técnica	Alcanzan el umbral mínimo
5	15	SU.PC.SANI.01.05.02.110000	B38418	LLAVE DE 3 PASOS CON LINEA EXTENSION 100-200cm.- Longitud de la línea:[100-150);	Dispositivo con un terminal macho luer-lock y dos terminales luer-lock hembra que alternan su uso mediante 3 pasos. Línea de extensión. Con sistema de selección de pasos. Cuerpo y línea transparente de alta resistencia (maximo 4 bares de presión) . Tapones protectores en los terminales. Envase estéril unitario, libre de látex.	Iberian Care 2016 S.L.	SCWEL-100	100163493942	0	0	0	0	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración	0	NO
5	15	SU.PC.SANI.01.05.02.110000	B38418	LLAVE DE 3 PASOS CON LINEA EXTENSION 100-200cm.- Longitud de la línea:[100-150);	Dispositivo con un terminal macho luer-lock y dos terminales luer-lock hembra que alternan su uso mediante 3 pasos. Línea de extensión. Con sistema de selección de pasos. Cuerpo y línea transparente de alta resistencia (maximo 4 bares de presión) . Tapones protectores en los terminales. Envase estéril unitario, libre de látex.	PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L.	307.2811	100133893356	0	0	0	0	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración	0	NO
5	15	SU.PC.SANI.01.05.02.110000	B38418	LLAVE DE 3 PASOS CON LINEA EXTENSION 100-200cm.- Longitud de la línea:[100-150);	Dispositivo con un terminal macho luer-lock y dos terminales luer-lock hembra que alternan su uso mediante 3 pasos. Línea de extensión. Con sistema de selección de pasos. Cuerpo y línea transparente de alta resistencia (maximo 4 bares de presión) . Tapones protectores en los terminales. Envase estéril unitario, libre de látex.	SPAIMED IMPORT SL	TW001125	N/A					No se valora porque no licita a todos los lotes de la agrupación.		
5	16	SU.PC.SANI.01.05.02.003000	B38668	LLAVE DE 3 PASOS - GC	Dispositivo con un terminal macho luer-lock móvil con giro de 360° y dos terminales luer-lock hembra que alternan su uso mediante 3 pasos. Con sistema de selección de pasos. Cuerpo transparente de alta resistencia (maximo 4 bares de presión) . Tapones protectores en los terminales. Envase estéril unitario, libre de látex.	AMEVISA, S.A.	1400044039	100161257461	0	0	0	0	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración	0	NO
5	16	SU.PC.SANI.01.05.02.003000	B38668	LLAVE DE 3 PASOS - GC	Dispositivo con un terminal macho luer-lock móvil con giro de 360° y dos terminales luer-lock hembra que alternan su uso mediante 3 pasos. Con sistema de selección de pasos. Cuerpo transparente de alta resistencia (maximo 4 bares de presión) . Tapones protectores en los terminales. Envase estéril unitario, libre de látex.	BECTON DICKINSON, S.A.U.	394600	100000389230	15	15	15	5	Envoltorio muy adecuado por su resistencia y apertura. Llave muy fácil de utilizar, dispositivo ergonómico y con giro suave y preciso, de tamaño muy adecuado y facilidad en el engarce de los terminales, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado.	50	SI
5	16	SU.PC.SANI.01.05.02.003000	B38668	LLAVE DE 3 PASOS - GC	Dispositivo con un terminal macho luer-lock móvil con giro de 360° y dos terminales luer-lock hembra que alternan su uso mediante 3 pasos. Con sistema de selección de pasos. Cuerpo transparente de alta resistencia (maximo 4 bares de presión) . Tapones protectores en los terminales. Envase estéril unitario, libre de látex.	C.V. MEDICA, S.L.	8400020	100107466115	15	6	6	2	Envoltorio muy adecuado por su resistencia y apertura. Dispositivo ergonómico y con giro suave, el tamaño dificulta su manejabilidad, lo que disminuye la facilidad de utilizacion, seguridad y eficacia en el resultado.	29	SI
5	16	SU.PC.SANI.01.05.02.003000	B38668	LLAVE DE 3 PASOS - GC	Dispositivo con un terminal macho luer-lock móvil con giro de 360° y dos terminales luer-lock hembra que alternan su uso mediante 3 pasos. Con sistema de selección de pasos. Cuerpo transparente de alta resistencia (maximo 4 bares de presión) . Tapones protectores en los terminales. Envase estéril unitario, libre de látex.	ENDOOK EUROPA S.L.	KT-002	100130743540	15	15	15	5	Envoltorio muy adecuado por su resistencia y apertura. Llave muy fácil de utilizar, dispositivo ergonómico y con giro suave y preciso, de tamaño muy adecuado y facilidad en el engarce de los terminales, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado.	50	SI
5	16	SU.PC.SANI.01.05.02.003000	B38668	LLAVE DE 3 PASOS - GC	Dispositivo con un terminal macho luer-lock móvil con giro de 360° y dos terminales luer-lock hembra que alternan su uso mediante 3 pasos. Con sistema de selección de pasos. Cuerpo transparente de alta resistencia (maximo 4 bares de presión) . Tapones protectores en los terminales. Envase estéril unitario, libre de látex.	GARRIC MEDICA, S.L.	TS001	100125784448					No se valora porque uno de los lotes de la agrupación no cumple las Características Técnicas solicitadas según PPT.		

Agrupación	Lote	Clasificación Universal	Genérico de Centro (GC)	Nombre	Caracteristicas	Empresa	Ref.	CIP	Calidad del material (0-15 puntos)	Facilidad de utilización (0-15 puntos)	Seguridad de resultados (0-15 puntos)	Eficacia en el resultado (0-5 puntos)	Obsevaciones	Total puntuación técnica	Alcanzan el umbral mínimo
5	16	SU.PC.SANI.01.05.02.003000	B38668	LLAVE DE 3 PASOS - GC	Dispositivo con un terminal macho luer-lock móvil con giro de 360º y dos terminales luer-lock hembra que alternan su uso mediante 3 pasos. Con sistema de selección de pasos. Cuerpo transparente de alta resistencia (maximo 4 bares de presión) . Tapones protectores en los terminales. Envase estéril unitario, libre de látex.	Iberian Care 2016 S.L.	1400044039	100161096233	0	0	0	0	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración	0	NO
5	16	SU.PC.SANI.01.05.02.003000	B38668	LLAVE DE 3 PASOS - GC	Dispositivo con un terminal macho luer-lock móvil con giro de 360º y dos terminales luer-lock hembra que alternan su uso mediante 3 pasos. Con sistema de selección de pasos. Cuerpo transparente de alta resistencia (maximo 4 bares de presión) . Tapones protectores en los terminales. Envase estéril unitario, libre de látex.	NACATUR 2 ESPAÑA S.L.U.	DCRU0000	100070111506					No se valora porque no licita a todos los lotes de la agrupación.		
5	16	SU.PC.SANI.01.05.02.003000	B38668	LLAVE DE 3 PASOS - GC	Dispositivo con un terminal macho luer-lock móvil con giro de 360º y dos terminales luer-lock hembra que alternan su uso mediante 3 pasos. Con sistema de selección de pasos. Cuerpo transparente de alta resistencia (maximo 4 bares de presión) . Tapones protectores en los terminales. Envase estéril unitario, libre de látex.	PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L.	310.2750	100120334105	0	0	0	0	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración	0	NO
5	16	SU.PC.SANI.01.05.02.003000	B38668	LLAVE DE 3 PASOS - GC	Dispositivo con un terminal macho luer-lock móvil con giro de 360º y dos terminales luer-lock hembra que alternan su uso mediante 3 pasos. Con sistema de selección de pasos. Cuerpo transparente de alta resistencia (maximo 4 bares de presión) . Tapones protectores en los terminales. Envase estéril unitario, libre de látex.	SPAIMED IMPORT SL	TW3001	N/A					No se valora porque no manda muestra obligatoria según PPT.		
6	17	SU.PC.SANI.01.05.03.100006	D35174	CONEXION LUER-LOCK 1 VIA CON MUELLE-VALVULA BIDIRECCIONAL-Tipo de muelle-válvula:bidireccional;Tipo de presión del mecanismo:neutra;	Dispositivo con válvula que se abre al insertar una conexión luer o luer-lock y se cierra al retirarla, con racor distal macho Luer-Lock, proximal hembra Luer-Lock. Con tipo de Muelle-Válvula bidireccional. Envase unitario estéril, libre de látex.	BECTON DICKINSON, S.A.U.	2000E7D	100165997237	0	0	0	0	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración	0	NO
6	17	SU.PC.SANI.01.05.03.100006	D35174	CONEXION LUER-LOCK 1 VIA CON MUELLE-VALVULA BIDIRECCIONAL-Tipo de muelle-válvula:bidireccional;Tipo de presión del mecanismo:neutra;	Dispositivo con válvula que se abre al insertar una conexión luer o luer-lock y se cierra al retirarla, con racor distal macho Luer-Lock, proximal hembra Luer-Lock. Con tipo de Muelle-Válvula bidireccional. Envase unitario estéril, libre de látex.	Iberian Care 2016 S.L.	NF-1	100160186241	0	0	0	0	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración	0	NO
6	17	SU.PC.SANI.01.05.03.100006	D35174	CONEXION LUER-LOCK 1 VIA CON MUELLE-VALVULA BIDIRECCIONAL-Tipo de muelle-válvula:bidireccional;Tipo de presión del mecanismo:neutra;	Dispositivo con válvula que se abre al insertar una conexión luer o luer-lock y se cierra al retirarla, con racor distal macho Luer-Lock, proximal hembra Luer-Lock. Con tipo de Muelle-Válvula bidireccional. Envase unitario estéril, libre de látex.	ICU MEDICAL PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HOSPITALARIOS, S.L.	011-MC100	100082259401	15	15	15	5	Envoltorio muy adecuado por su resistencia y apertura. Dispositivo muy fácil de utilizar, muy ergonómico, con válvula de conexión y tipo de presión del mecanismo muy adecuada, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado.	50	SI
6	17	SU.PC.SANI.01.05.03.100006	D35174	CONEXION LUER-LOCK 1 VIA CON MUELLE-VALVULA BIDIRECCIONAL-Tipo de muelle-válvula:bidireccional;Tipo de presión del mecanismo:neutra;	Dispositivo con válvula que se abre al insertar una conexión luer o luer-lock y se cierra al retirarla, con racor distal macho Luer-Lock, proximal hembra Luer-Lock. Con tipo de Muelle-Válvula bidireccional. Envase unitario estéril, libre de látex.	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	NA1010N	100156867912	0	0	0	0	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración	0	NO

Agrupación	Lote	Clasificación Universal	Genérico de Centro (GC)	Nombre	Caracteristicas	Empresa	Ref.	CIP	Calidad del material (0-15 puntos)	Facilidad de utilización (0-15 puntos)	Seguridad de resultados (0-15 puntos)	Eficacia en el resultado (0-5 puntos)	Obsevaciones	Total puntuación técnica	Alcanzan el umbral mínimo
6	17	SU.PC.SANI.01.05.03.100006	D35174	CONEXION LUER-LOCK 1 VIA CON MUELLE-VALVULA BIDIRECCIONAL-Tipo de muelle-válvula:bidireccional;Tipo de presión del mecanismo:neutra;	Dispositivo con válvula que se abre al insertar una conexión luer o luer-lock y se cierra al retirarla, con racor distal macho Luer-Lock, proximal hembra Luer-Lock. Con tipo de Muelle-Válvula bidireccional. Envase unitario estéril, libre de látex.	PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L.	806.4409	100163176748	0	0	0	0	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración	0	NO
6	18	SU.PC.SANI.01.05.03.100000	B38859	CONEXION LUER-LOCK 1 VIA DOBLE BIFURCACION / CON MUELLE-VALVULA-Tipo de muelle-válvula:bidireccional;Tipo de presión del mecanismo:negativa;	Conector de doble bifurcación con tapones que dispongan de dispositivo con dos válvulas/membranas que se abren al insertar una conexión luer o luer-lock y se cierran al retirarla. Longitud: 10 cm. aproximadamente. 2 Clamps . Envase unitario estéril. Libre de látex.	BECTON DICKINSON, S.A.U.	385161	100013336612	0	0	0	0	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración	0	NO
6	18	SU.PC.SANI.01.05.03.100000	B38859	CONEXION LUER-LOCK 1 VIA DOBLE BIFURCACION / CON MUELLE-VALVULA-Tipo de muelle-válvula:bidireccional;Tipo de presión del mecanismo:negativa;	Conector de doble bifurcación con tapones que dispongan de dispositivo con dos válvulas/membranas que se abren al insertar una conexión luer o luer-lock y se cierran al retirarla. Longitud: 10 cm. aproximadamente. 2 Clamps . Envase unitario estéril. Libre de látex.	Iberian Care 2016 S.L.	BQES23043	100165967234	0	0	0	0	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración	0	NO
6	18	SU.PC.SANI.01.05.03.100000	B38859	CONEXION LUER-LOCK 1 VIA DOBLE BIFURCACION / CON MUELLE-VALVULA-Tipo de muelle-válvula:bidireccional;Tipo de presión del mecanismo:negativa;	Conector de doble bifurcación con tapones que dispongan de dispositivo con dos válvulas/membranas que se abren al insertar una conexión luer o luer-lock y se cierran al retirarla. Longitud: 10 cm. aproximadamente. 2 Clamps . Envase unitario estéril. Libre de látex.	ICU MEDICAL PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HOSPITALARIOS, S.L.	034-MC33239	100129802838	15	15	15	5	Envoltorio muy adecuado por su resistencia y apertura. Dispositivo muy fácil de utilizar, muy ergonómico, con diferenciación por colores, muy flexible para el paciente, con mayor adaptabilidad, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado.	50	SI
6	18	SU.PC.SANI.01.05.03.100000	B38859	CONEXION LUER-LOCK 1 VIA DOBLE BIFURCACION / CON MUELLE-VALVULA-Tipo de muelle-válvula:bidireccional;Tipo de presión del mecanismo:negativa;	Conector de doble bifurcación con tapones que dispongan de dispositivo con dos válvulas/membranas que se abren al insertar una conexión luer o luer-lock y se cierran al retirarla. Longitud: 10 cm. aproximadamente. 2 Clamps . Envase unitario estéril. Libre de látex.	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	NA2010	100104792509	0	0	0	0	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración	0	NO
6	18	SU.PC.SANI.01.05.03.100000	B38859	CONEXION LUER-LOCK 1 VIA DOBLE BIFURCACION / CON MUELLE-VALVULA-Tipo de muelle-válvula:bidireccional;Tipo de presión del mecanismo:negativa;	Conector de doble bifurcación con tapones que dispongan de dispositivo con dos válvulas/membranas que se abren al insertar una conexión luer o luer-lock y se cierran al retirarla. Longitud: 10 cm. aproximadamente. 2 Clamps . Envase unitario estéril. Libre de látex.	PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L.	306.4495	100165977134	0	0	0	0	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración	0	NO
7	19	SU.PC.SANI.01.05.05.100013	E29183	JERINGA INSULINA 0.5ml. ESCALA 50 UNIDADES CON AGUJA DE SEGURIDAD-Longitud de la aguja:[10-16];Diámetro de la aguja:[29-29];	Jeringa de tres cuerpos con pistón de goma en el émbolo, con aguja incorporada fija. Presentación en blíster individual. Graduación de 1 en 1 unidad de insulina, imborrable. Con brazo de seguridad para minimizar riesgos. Envase unitario estéril.	Iberian Care 2016 S.L.	MIS-052912-100	100165961577	0	0	0	0	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración	0	NO
7	20	SU.PC.SANI.01.05.05.100012	E29184	JERINGA INSULINA 1.0ml. ESCALA 100 UNIDADES CON AGUJA DE SEGURIDAD-Longitud de la aguja:[10-16];Diámetro de la aguja:[29-29];	Jeringa de tres cuerpos con pistón de goma en el émbolo, con aguja incorporada fija. Graduación de 2 en 2 unidades de insulina, imborrable Con brazo de seguridad que puede girar para orientar el bisel y permite cubrir la aguja después de la inyección. Envase unitario estéril.	Iberian Care 2016 S.L.	MIS-102912-100	100163170081	0	0	0	0	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración	0	N0

Agrupación	Lote	Clasificación Universal	Genérico de Centro (GC)	Nombre	Caracteristicas	Empresa	Ref.	CIP	Calidad del material (0-15 puntos)	Facilidad de utilización (0-15 puntos)	Seguridad de resultados (0-15 puntos)	Eficacia en el resultado (0-5 puntos)	Obsevaciones	Total puntuación técnica	Alcanzan el umbral mínimo
8	21	SU.PC.SANI.01.05.05.300006	E69642	AGUJA HIPODERMICA PARA PLUMA INSULINA C/Protección-Longitud:[5-7);Diámetro :[30-30];	Aguja estéril de acero inoxidable y punta biselada para la administración subcutánea de insulina, con doble sistema de seguridad que proporciona protección en ambos extremos. Dispositivo irreversible. Compatible con todas las plumas, jeringa precargadas y bolígrafos de insulina. Envase unitario estéril, libre de látex.	Iberian Care 2016 S.L.	05-3005	100165961476	0	0	0	0	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración	0	NO
8	21	SU.PC.SANI.01.05.05.300006	E69642	AGUJA HIPODERMICA PARA PLUMA INSULINA C/Protección-Longitud:[5-7);Diámetro :[30-30];	Aguja estéril de acero inoxidable y punta biselada para la administración subcutánea de insulina, con doble sistema de seguridad que proporciona protección en ambos extremos. Dispositivo irreversible. Compatible con todas las plumas, jeringa precargadas y bolígrafos de insulina. Envase unitario estéril, libre de látex.	LAMBRA, S.L.	VASPN3005	100166002996	0	0	0	0	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración	0	NO
8	21	SU.PC.SANI.01.05.05.300006	E69642	AGUJA HIPODERMICA PARA PLUMA INSULINA C/Protección-Longitud:[5-7);Diámetro :[30-30];	Aguja estéril de acero inoxidable y punta biselada para la administración subcutánea de insulina, con doble sistema de seguridad que proporciona protección en ambos extremos. Dispositivo irreversible. Compatible con todas las plumas, jeringa precargadas y bolígrafos de insulina. Envase unitario estéril, libre de látex.	Sol Millennium España SL	SPN3005D	100165991671	0	0	0	0	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración	0	NO
8	21	SU.PC.SANI.01.05.05.300006	E69642	AGUJA HIPODERMICA PARA PLUMA INSULINA C/Protección-Longitud:[5-7);Diámetro :[30-30];	Aguja estéril de acero inoxidable y punta biselada para la administración subcutánea de insulina, con doble sistema de seguridad que proporciona protección en ambos extremos. Dispositivo irreversible. Compatible con todas las plumas, jeringa precargadas y bolígrafos de insulina. Envase unitario estéril, libre de látex.	TEXTIL PLANAS OLIVERAS, S.A.	3725.02	100165956829	15	15	15	5	Pestaña de apertura muy adecuada . Muy fácil de utilizar, ergonómica, con cierre y bloqueo rígido muy adecuado y triple control de seguridad muy preciso, lo que garanatiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado.	50	SI
8	22	SU.PC.SANI.01.05.05.300006	E69932	AGUJA HIPODERMICA PARA PLUMA INSULINA C/Protección-Longitud:[7-10);Diámetro :[30-30];	Aguja estéril de acero inoxidable y punta biselada para la administración subcutánea de insulina, con doble sistema de seguridad que proporciona protección en ambos extremos. Dispositivo irreversible. Compatible con todas las plumas, jeringa precargadas y bolígrafos de insulina. Envase unitario estéril, libre de látex.	Iberian Care 2016 S.L.	05-3008	100165961375	0	0	0	0	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración	0	NO
8	22	SU.PC.SANI.01.05.05.300006	E69932	AGUJA HIPODERMICA PARA PLUMA INSULINA C/Protección-Longitud:[7-10);Diámetro :[30-30];	Aguja estéril de acero inoxidable y punta biselada para la administración subcutánea de insulina, con doble sistema de seguridad que proporciona protección en ambos extremos. Dispositivo irreversible. Compatible con todas las plumas, jeringa precargadas y bolígrafos de insulina. Envase unitario estéril, libre de látex.	LAMBRA, S.L.	VASPN3008	100161272716	0	0	0	0	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración	0	NO

Agrupación	Lote	Clasificación Universal	Genérico de Centro (GC)	Nombre	Caracteristicas	Empresa	Ref.	CIP	Calidad del material (0-15 puntos)	Facilidad de utilización (0-15 puntos)	Seguridad de resultados (0-15 puntos)	Eficacia en el resultado (0-5 puntos)	Obsevaciones	Total puntuación técnica	Alcanzan el umbral mínimo
8	22	SU.PC.SANI.01.05.05.300006	E69932	AGUJA HIPODERMICA PARA PLUMA INSULINA C/Protección-Longitud:[7-10];Diámetro :[30-30];	Aguja estéril de acero inoxidable y punta biselada para la administración subcutánea de insulina, con doble sistema de seguridad que proporciona protección en ambos extremos. Dispositivo irreversible. Compatible con todas las plumas, jeringa precargadas y bolígrafos de insulina. Envase unitario estéril, libre de látex.	Sol Millennium España SL	SPN3008D	100166269386	0	0	0	0	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración	0	NO
8	22	SU.PC.SANI.01.05.05.300006	E69932	AGUJA HIPODERMICA PARA PLUMA INSULINA C/Protección-Longitud:[7-10];Diámetro :[30-30];	Aguja estéril de acero inoxidable y punta biselada para la administración subcutánea de insulina, con doble sistema de seguridad que proporciona protección en ambos extremos. Dispositivo irreversible. Compatible con todas las plumas, jeringa precargadas y bolígrafos de insulina. Envase unitario estéril, libre de látex.	TEXTIL PLANAS OLIVERAS, S.A.	3724.02	100165956728	15	15	15	5	Pestaña de apertura muy adecuada . Muy fácil de utilizar, ergonómica, con cierre y bloqueo rígido muy adecuado y triple control de seguridad muy preciso, lo que garanatiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado.	50	SI
	23	SU.PC.SANI.01.05.06.000000	F57253	SET INFUSIÓN P/ VIA SUBCUTÁNEA / Sistema de seguridad-DIAM.CANULA:[27-27];LINEA DEL SISTEMA:[12-12];LONG CANULA:[9-9];	Set de infusión con un aplicador con el que se inserta la cánula y al retirarlo queda la aguja retráctil de seguridad pasiva. La cánula se adhiere a la piel del paciente mediante una zona plástica adhesiva para conectar a línea de extensión. Línea de extensión con un conector en un extremo que acopla en el dispositivo anterior y conector luer lock hembra estándar en el otro extremo. Envasado unitario estéril, Material libre de látex.								No ofertas		
	24	SU.PC.SANI.01.05.06.000000	F19701	SET INFUSIÓN P/ VIA SUBCUTÁNEA / Sistema de seguridad-DIAM.CANULA:[27-27];LINEA DEL SISTEMA:[60-60];LONG CANULA:[9-9];	Set de infusión con un aplicador con el que se inserta la cánula y al retirarlo queda la aguja retráctil de seguridad pasiva. Parte de la cánula que se adhiere a la piel del paciente mediante una zona plástica adhesiva para conectar a linea de extensión. Linea de extensión con un conector en un extremo que acopla en el dispositivo anterior y conector luer lock hembra estándar en el otro extremo. Envasado unitario estéril, Material libre de látex.								No ofertas		
	25	SU.PC.SANI.01.05.00.800005	F02536	JERINGA C/ CONEXIÓN ESPECIFICA P/ ADMINISTR. ENTERAL 50-60ml. NO ASOCIADAS A BOMBA-Tipo de Conexión:Enfit;	Jeringa de tres cuerpos con sistema de conexión especifico para evitar compatibilidades con sistemas parenterales. Graduación imborrable en ml de acuerdo Sistema Internacional de Medidas. Envase unitario estéril, libre de látex.	AMEBIL, S.L.	LPE60	100122133672	0	0	0	0	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración	0	NO
	25	SU.PC.SANI.01.05.00.800005	F02536	JERINGA C/ CONEXIÓN ESPECIFICA P/ ADMINISTR. ENTERAL 50-60ml. NO ASOCIADAS A BOMBA-Tipo de Conexión:Enfit;	Jeringa de tres cuerpos con sistema de conexión especifico para evitar compatibilidades con sistemas parenterales. Graduación imborrable en ml de acuerdo Sistema Internacional de Medidas. Envase unitario estéril, libre de látex.	BIOMEDICA DIVISION HOSPITALARIA SELECT SL	EFBM060	100135883155	15	15	15	5	Envoltorio muy adecuado por su resistencia y apertura. Jeringa muy fácil de utilizar, muy ergonómica a la tracción y administración, tapón roscado identificable con nutrición enteral, lo que garanatiza una mayor seguridad y eficacia en resultados.	50	SI
	25	SU.PC.SANI.01.05.00.800005	F02536	JERINGA C/ CONEXIÓN ESPECIFICA P/ ADMINISTR. ENTERAL 50-60ml. NO ASOCIADAS A BOMBA-Tipo de Conexión:Enfit;	Jeringa de tres cuerpos con sistema de conexión especifico para evitar compatibilidades con sistemas parenterales. Graduación imborrable en ml de acuerdo Sistema Internacional de Medidas. Envase unitario estéril, libre de látex.	FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A.	9000786	100102511074	0	0	0	0	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración	0	NO

Agrupación	Lote	Clasificación Universal	Genérico de Centro (GC)	Nombre	Caracteristicas	Empresa	Ref.	CIP	Calidad del material (0-15 puntos)	Facilidad de utilización (0-15 puntos)	Seguridad de resultados (0-15 puntos)	Eficacia en el resultado (0-5 puntos)	Obsevaciones	Total puntuación técnica	Alcanzan el umbral mínimo
	25	SU.PC.SANI.01.05.00.800005	F02536	JERINGA C/ CONEXIÓN ESPECIFICA P/ ADMINISTR. ENTERAL 50-60ml. NO ASOCIADAS A BOMBA-Tipo de Conexión:Enfit;	Jeringa de tres cuerpos con sistema de conexión especifico para evitar compatibilidades con sistemas parenterales. Graduación imborrable en ml de acuerdo Sistema Internacional de Medidas. Envase unitario estéril, libre de látex.	Iberian Care 2016 S.L.	NCENFS60	100165961274	0	0	0	0	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración	0	NO
	25	SU.PC.SANI.01.05.00.800005	F02536	JERINGA C/ CONEXIÓN ESPECIFICA P/ ADMINISTR. ENTERAL 50-60ml. NO ASOCIADAS A BOMBA-Tipo de Conexión:Enfit;	Jeringa de tres cuerpos con sistema de conexión especifico para evitar compatibilidades con sistemas parenterales. Graduación imborrable en ml de acuerdo Sistema Internacional de Medidas. Envase unitario estéril, libre de látex.	IZASA HOSPITAL S.L.U	P00108	100165958748	0	0	0	0	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración	0	NO
	25	SU.PC.SANI.01.05.00.800005	F02536	JERINGA C/ CONEXIÓN ESPECIFICA P/ ADMINISTR. ENTERAL 50-60ml. NO ASOCIADAS A BOMBA-Tipo de Conexión:Enfit;	Jeringa de tres cuerpos con sistema de conexión especifico para evitar compatibilidades con sistemas parenterales. Graduación imborrable en ml de acuerdo Sistema Internacional de Medidas. Envase unitario estéril, libre de látex.	LABORATORIOS CAIR ESPAÑA, S.L.U.	NCE50SEC	100119593009	0	0	0	0	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración	0	NO
	25	SU.PC.SANI.01.05.00.800005	F02536	JERINGA C/ CONEXIÓN ESPECIFICA P/ ADMINISTR. ENTERAL 50-60ml. NO ASOCIADAS A BOMBA-Tipo de Conexión:Enfit;	Jeringa de tres cuerpos con sistema de conexión especifico para evitar compatibilidades con sistemas parenterales. Graduación imborrable en ml de acuerdo Sistema Internacional de Medidas. Envase unitario estéril, libre de látex.	OIARSO, S.COOP.	EFC60	100165094217	15	15	15	5	Envoltorio muy adecuado por su resistencia y apertura. Jeringa muy fácil de utilizar, muy ergonómica a la tracción y administración, tapón roscado identificable con nutrición enteral, lo que garanatiza una mayor seguridad y eficacia en resultados.	50	SI
	25	SU.PC.SANI.01.05.00.800005	F02536	JERINGA C/ CONEXIÓN ESPECIFICA P/ ADMINISTR. ENTERAL 50-60ml. NO ASOCIADAS A BOMBA-Tipo de Conexión:Enfit;	Jeringa de tres cuerpos con sistema de conexión especifico para evitar compatibilidades con sistemas parenterales. Graduación imborrable en ml de acuerdo Sistema Internacional de Medidas. Envase unitario estéril, libre de látex.	PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L.	EN60ML	100130724053	0	0	0	0	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración	0	NO
	25	SU.PC.SANI.01.05.00.800005	F02536	JERINGA C/ CONEXIÓN ESPECIFICA P/ ADMINISTR. ENTERAL 50-60ml. NO ASOCIADAS A BOMBA-Tipo de Conexión:Enfit;	Jeringa de tres cuerpos con sistema de conexión especifico para evitar compatibilidades con sistemas parenterales. Graduación imborrable en ml de acuerdo Sistema Internacional de Medidas. Envase unitario estéril, libre de látex.	VYGON SAU	10156071	100130653036	15	15	15	5	Envoltorio muy adecuado por su resistencia y apertura. Jeringa muy fácil de utilizar, muy ergonómica a la tracción y administración, tapón roscado identificable con nutrición enteral, lo que garanatiza una mayor seguridad y eficacia en resultados.	50	SI
	26	SU.PC.SANI.01.05.00.800005	D55874	JERINGA C/ CONEXIÓN ESPECIFICA P/ ADMINISTR. ENTERAL 50-60ml. NO ASOCIADAS A BOMBA-Tipo de Conexión:Rosca especial;	Jeringa de tres piezas con cono rosca específico para evitar compatibilidades con sistemas parenterales. Graduación imborrable. No asociadas a bomba Cada jeringa está equipada con un pistón específico de color para la nutrición enteral que permite la identificación instantánea del uso enteral. Envase unitario, libre de látex.	VYGON SAU	1015604	100138544134	15	15	15	5	Oferta única. Envoltorio muy adecuado por su resistencia y apertura. Jeringa muy fácil de utilizar, muy ergonómica a la tracción y administración , lo que garanatiza una mayor seguridad y eficacia en resultados.	50	SI
	27	SU.PC.SANI.01.05.00.200000	D91369	JERINGA 2-3ml. PRECARGADA CON CLORURO SÓDICO AL 0,9%-Tipo de Conexión:luer-lock;Capacidad de la jeringa ml:[3-3];Esterilidad:Sólo interna;	Jeringa precargada con solución salina: 0,9 % cloruro sódico, sin conservantes, solución acuosa isotónica no pirogénica. Conexión Luer-Lock. Libre de látex. Graduación impresa, imborrable. Envase unitario.	BECTON DICKINSON, S.A.U.	306573	100029589370	15	15	15	5	Envoltorio muy adecuado por su resistencia y apertura. Jeringa muy fácil de utilizar, tanto el enroscado como la inyección, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en resultados.	50	SI
	27	SU.PC.SANI.01.05.00.200000	D91369	JERINGA 2-3ml. PRECARGADA CON CLORURO SÓDICO AL 0,9%-Tipo de Conexión:luer-lock;Capacidad de la jeringa ml:[3-3];Esterilidad:Sólo interna;	Jeringa precargada con solución salina: 0,9 % cloruro sódico, sin conservantes, solución acuosa isotónica no pirogénica. Conexión Luer-Lock. Libre de látex. Graduación impresa, imborrable. Envase unitario.	GARRIC MEDICA, S.L.	90311	100147961458	15	15	15	5	Envoltorio muy adecuado por su resistencia y apertura. Jeringa muy fácil de utilizar, tanto el enroscado como la inyección, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en resultados.	50	SI

Agrupación	Lote	Clasificación Universal	Genérico de Centro (GC)	Nombre	Caracteristicas	Empresa	Ref.	CIP	Calidad del material (0-15 puntos)	Facilidad de utilización (0-15 puntos)	Seguridad de resultados (0-15 puntos)	Eficacia en el resultado (0-5 puntos)	Obsevaciones	Total puntuación técnica	Alcanzan el umbral mínimo
	27	SU.PC.SANI.01.05.00.200000	D91369	JERINGA 2-3ml. PRECARGADA CON CLORURO SÓDICO AL 0,9%-Tipo de Conexión:luer-lock;Capacidad de la jeringa ml:[3-3];Esterilidad:Sólo interna;	Jeringa precargada con solución salina: 0,9 % cloruro sódico, sin conservantes, solución acuosa isotónica no pirogénica. Conexión Luer-Lock. Libre de látex. Graduación impresa, imborrable. Envase unitario.	Iberian Care 2016 S.L.	FL0305N	100158869934	0	0	0	0	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración	0	NO
	27	SU.PC.SANI.01.05.00.200000	D91369	JERINGA 2-3ml. PRECARGADA CON CLORURO SÓDICO AL 0,9%-Tipo de Conexión:luer-lock;Capacidad de la jeringa ml:[3-3];Esterilidad:Sólo interna;	Jeringa precargada con solución salina: 0,9 % cloruro sódico, sin conservantes, solución acuosa isotónica no pirogénica. Conexión Luer-Lock. Libre de látex. Graduación impresa, imborrable. Envase unitario.	IZASA HOSPITAL S.L.U	90311	100144897408	15	15	15	5	Envoltorio muy adecuado por su resistencia y apertura. Jeringa muy fácil de utilizar, tanto el enroscado como la inyección, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en resultados.	50	SI
	27	SU.PC.SANI.01.05.00.200000	D91369	JERINGA 2-3ml. PRECARGADA CON CLORURO SÓDICO AL 0,9%-Tipo de Conexión:luer-lock;Capacidad de la jeringa ml:[3-3];Esterilidad:Sólo interna;	Jeringa precargada con solución salina: 0,9 % cloruro sódico, sin conservantes, solución acuosa isotónica no pirogénica. Conexión Luer-Lock. Libre de látex. Graduación impresa, imborrable. Envase unitario.	Medline International Iberia S.L.U.	CATHEFLUSH3ML	100165893085	15	15	15	5	Envoltorio muy adecuado por su resistencia y apertura. Jeringa muy fácil de utilizar, tanto el enroscado como la inyección, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en resultados.	50	SI
	28	SU.PC.SANI.01.05.00.300000	F67565	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 1ml. C/AGUJA-Tipo de Conexión:luer;DIAMETRO DE LA AGUJA:[25-25];LONGITUD DE LA AGUJA:[20-40];	Jeringa de 1ml. de tres piezas (cuerpo, émbolo y junta de estanqueidad) más aguja hipodérmica de 25G. Sin espacio muerto. Tipo de conexión luer. Graduación impresa, imborrable. Envase unitario estéril.	GARRIC MEDICA, S.L.	181025S	100159256843					No adecuado. No cumple las características solicitadas en el PPT. La longitud de la aguja presentada es de 0-20, que no es lo solicitado para éste lote.		
	28	SU.PC.SANI.01.05.00.300000	F67565	JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 1ml. C/AGUJA-Tipo de Conexión:luer;DIAMETRO DE LA AGUJA:[25-25];LONGITUD DE LA AGUJA:[20-40];	Jeringa de 1ml. de tres piezas (cuerpo, émbolo y junta de estanqueidad) más aguja hipodérmica de 25G. Sin espacio muerto. Tipo de conexión luer. Graduación impresa, imborrable. Envase unitario estéril.	Iberian Care 2016 S.L.	SSK25G25MM	100165961173	0	0	0	0	La oferta cumple las caracteristicas técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración	0	NO
	29	SU.PC.SANI.01.05.00.500000	E94938	JERINGA CONO CATETER 50ml.-Tipo de Conexión:cono catéter;Tipo de cono:bisel;	Jeringa de dos cuerpos más un suplemento de goma en el émbolo que minimiza los residuos que quedan en la jeringa y conexión catéter. Graduación imborrable. Envase unitario estéril.	B.BRAUN MEDICAL, S.A.	4613503F	100000348024	15	15	15	5	Oferta única.Envoltorio muy adecuado por su resistencia y apertura. Jeringa muy fácil de utilizar, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en resultados.	50	SI
	30	SU.PC.SANI.01.05.00.500000	E94951	JERINGA CONO CATETER 50ml.-Tipo de Conexión:cono catéter;Tipo de cono:cilíndrica;	Jeringa de tres piezas: cuerpo, émbolo lubricado y junta de estanqueidad. Cono tipo catéter o de alimentación. Cuerpo transparente. Anillo de seguridad reforzado. Graduación impresa imborrable. Envase unitario estéril, libre de látex.	BIOMEDICA DIVISION HOSPITALARIA SELECT SL	JBMCC50ML	100135882943	15	15	15	5	Envoltorio muy adecuado por su resistencia y apertura. Jeringa muy fácil de utilizar, muy ergonómica, tanto a la tracción como a la administración, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en resultados.	50	SI
	30	SU.PC.SANI.01.05.00.500000	E94951	JERINGA CONO CATETER 50ml.-Tipo de Conexión:cono catéter;Tipo de cono:cilíndrica;	Jeringa de tres piezas: cuerpo, émbolo lubricado y junta de estanqueidad. Cono tipo catéter o de alimentación. Cuerpo transparente. Anillo de seguridad reforzado. Graduación impresa imborrable. Envase unitario estéril, libre de látex.	C.V. MEDICA, S.L.	8500051	100099721081	15	15	15	5	Envoltorio muy adecuado por su resistencia y apertura. Jeringa muy fácil de utilizar, muy ergonómica, tanto a la tracción como a la administración, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en resultados.	50	SI
	30	SU.PC.SANI.01.05.00.500000	E94951	JERINGA CONO CATETER 50ml.-Tipo de Conexión:cono catéter;Tipo de cono:cilíndrica;	Jeringa de tres piezas: cuerpo, émbolo lubricado y junta de estanqueidad. Cono tipo catéter o de alimentación. Cuerpo transparente. Anillo de seguridad reforzado. Graduación impresa imborrable. Envase unitario estéril, libre de látex.	ENDOOK EUROPA S.L.	050ML-3C7-CEW-BL	100130734256	15	15	15	5	Envoltorio muy adecuado por su resistencia y apertura. Jeringa muy fácil de utilizar, muy ergonómica, tanto a la tracción como a la administración, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en resultados.	50	SI

Agrupación	Lote	Clasificación Universal	Genérico de Centro (GC)	Nombre	Caracteristicas	Empresa	Ref.	CIP	Calidad del material (0-15 puntos)	Facilidad de utilización (0-15 puntos)	Seguridad de resultados (0-15 puntos)	Eficacia en el resultado (0-5 puntos)	Obsevaciones	Total puntuación técnica	Alcanzan el umbral mínimo
	30	SU.PC.SANI.01.05.00.500000	E94951	JERINGA CONO CATETER 50ml.-Tipo de Conexión:cono catéter;Tipo de cono:cilíndrica;	Jeringa de tres piezas: cuerpo, émbolo lubricado y junta de estanqueidad. Cono tipo catéter o de alimentación. Cuerpo transparente. Anillo de seguridad reforzado. Graduación impresa imborrable. Envase unitario estéril, libre de látex.	ENVASES FARMACEUTICOS, S.A.	JS8	100094620268	0	0	0	0	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración	0	NO
	30	SU.PC.SANI.01.05.00.500000	E94951	JERINGA CONO CATETER 50ml.-Tipo de Conexión:cono catéter;Tipo de cono:cilíndrica;	Jeringa de tres piezas: cuerpo, émbolo lubricado y junta de estanqueidad. Cono tipo catéter o de alimentación. Cuerpo transparente. Anillo de seguridad reforzado. Graduación impresa imborrable. Envase unitario estéril, libre de látex.	SANEX-SANIDAD EXTREMEÑA,S.L.	############	N/P	0	0	0	0	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración	0	NO
	30	SU.PC.SANI.01.05.00.500000	E94951	JERINGA CONO CATETER 50ml.-Tipo de Conexión:cono catéter;Tipo de cono:cilíndrica;	Jeringa de tres piezas: cuerpo, émbolo lubricado y junta de estanqueidad. Cono tipo catéter o de alimentación. Cuerpo transparente. Anillo de seguridad reforzado. Graduación impresa imborrable. Envase unitario estéril, libre de látex.	Iberian Care 2016 S.L.	S3PC50	100161037045	0	0	0	0	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración	0	SI
	30	SU.PC.SANI.01.05.00.500000	E94951	JERINGA CONO CATETER 50ml.-Tipo de Conexión:cono catéter;Tipo de cono:cilíndrica;	Jeringa de tres piezas: cuerpo, émbolo lubricado y junta de estanqueidad. Cono tipo catéter o de alimentación. Cuerpo transparente. Anillo de seguridad reforzado. Graduación impresa imborrable. Envase unitario estéril, libre de látex.	PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L.	C60ML	100013820005	15	15	15	5	Envoltorio muy adecuado por su resistencia y apertura. Jeringa muy fácil de utilizar, muy ergonómica, tanto a la tracción como a la administración, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en resultados.	50	SI
	31	SU.PC.SANI.01.05.00.600003	B39232	JERINGA GASOMETRIA 3ml. C/AGUJA DE SEGURIDAD-Tipo de heparina:sólida;Tipo de Conexión:luer-lock;DIAMETRO DE LA AGUJA:[22-22];LONGITUD DE LA AGUJA:[0-30];	Jeringa de tres piezas (cuerpo, émbolo lubricado y junta de estanqueidad), precargada con heparina equilibrada electrolíticamente y vaporizada en la jeringa, con aguja de sistema de seguridad integrado, remontada de 22 G. Cono luer-lock. Tapón de seguridad. Graduación impresa en cuerpo en ml. Imborrable. Envase unitario estéril, libre de látex.								No ofertas		
	32	SU.PC.SANI.01.05.01.010000	C55491	EQUIPO GOTEO CON TOMA DE AIRE-Tipo de conexión:luer-lock;TOMA DE INYECCION EN Y:no;Látex:no;PVC:si;	Línea con cámara de goteo, conexión Luer-lock y regulador de flujo, longitud de la línea entre 150-200 cm, con sistema anti acodamiento. Protectores en conexión luer-lock y zona de punción. Toma de aire con filtro antibacteriano. Envasado unitario estéril libre de látex.	AMEVISA, S.A.	2CCPV	100165913390	15	15	15	5	Envoltorio muy adecuado por su resistencia y apertura. Equipo muy fácil de utilizar, muy ergonómico, que preserva la esterilidad en uso quirúrgico, cámara de goteo que facilita el purgado, regulador de flujo muy adecuado, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en resultados.	50	SI
	32	SU.PC.SANI.01.05.01.010000	C55491	EQUIPO GOTEO CON TOMA DE AIRE-Tipo de conexión:luer-lock;TOMA DE INYECCION EN Y:no;Látex:no;PVC:si;	Línea con cámara de goteo, conexión Luer-lock y regulador de flujo, longitud de la línea entre 150-200 cm, con sistema anti acodamiento. Protectores en conexión luer-lock y zona de punción. Toma de aire con filtro antibacteriano. Envasado unitario estéril libre de látex.	BECTON DICKINSON, S.A.U.	NT-820-ELLAB	100122633521	15	6	6	2	Envoltorio muy adecuado por su resistencia. Equipo que no facilita la apertura en campo estéril comprometiendo la esterilidad del mismo, lo que disminuye la facilidad de utilización, la seguridad y eficacia en resultados.	29	SI
	32	SU.PC.SANI.01.05.01.010000	C55491	EQUIPO GOTEO CON TOMA DE AIRE-Tipo de conexión:luer-lock;TOMA DE INYECCION EN Y:no;Látex:no;PVC:si;	Línea con cámara de goteo, conexión Luer-lock y regulador de flujo, longitud de la línea entre 150-200 cm, con sistema anti acodamiento. Protectores en conexión luer-lock y zona de punción. Toma de aire con filtro antibacteriano. Envasado unitario estéril libre de látex.	BIOMEDICA DIVISION HOSPITALARIA SELECT SL	EGBM150-Y	100129007404					No adecuada. La referencia ofertada no está asociada al GC objeto de licitación, tras haber sido requerida la subsanación.		
	32	SU.PC.SANI.01.05.01.010000	C55491	EQUIPO GOTEO CON TOMA DE AIRE-Tipo de conexión:luer-lock;TOMA DE INYECCION EN Y:no;Látex:no;PVC:si;	Línea con cámara de goteo, conexión Luer-lock y regulador de flujo, longitud de la línea entre 150-200 cm, con sistema anti acodamiento. Protectores en conexión luer-lock y zona de punción. Toma de aire con filtro antibacteriano. Envasado unitario estéril libre de látex.	C.V. MEDICA, S.L.	8400030	100105722402					No adecuada. La oferta licitada presenta deficiencias en ergonomía, que compromete la eficacia en el resultado. El regulador de flujo, no consigue un bloqueo total.		

Agrupación	Lote	Clasificación Universal	Genérico de Centro (GC)	Nombre	Caracteristicas	Empresa	Ref.	CIP	Calidad del material (0-15 puntos)	Facilidad de utilización (0-15 puntos)	Seguridad de resultados (0-15 puntos)	Eficacia en el resultado (0-5 puntos)	Obsevaciones	Total puntuación técnica	Alcanzan el umbral mínimo
	32	SU.PC.SANI.01.05.01.010000	C55491	EQUIPO GOTEO CON TOMA DE AIRE-Tipo de conexión:luer-lock;TOMA DE INYECCION EN Y:no;Látex:no;PVC:si;	Línea con cámara de goteo, conexión Luer-lock y regulador de flujo, longitud de la línea entre 150-200 cm, con sistema anti acodamiento. Protectores en conexión luer-lock y zona de punción. Toma de aire con filtro antibacteriano. Envasado unitario estéril libre de látex.	Distrauma Medical, S.L.	4206IS-BF-E-180	100165940363	0	0	0	0	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración	0	NO
	32	SU.PC.SANI.01.05.01.010000	C55491	EQUIPO GOTEO CON TOMA DE AIRE-Tipo de conexión:luer-lock;TOMA DE INYECCION EN Y:no;Látex:no;PVC:si;	Línea con cámara de goteo, conexión Luer-lock y regulador de flujo, longitud de la línea entre 150-200 cm, con sistema anti acodamiento. Protectores en conexión luer-lock y zona de punción. Toma de aire con filtro antibacteriano. Envasado unitario estéril libre de látex.	FARMABAN, S.A.	2602	100013613913	15	6	6	2	Envoltorio muy adecuado por su resistencia. Equipo que no facilita la apertura en campo estéril comprometiendo la esterilidad del mismo, cámara de goteo muy rígida que dificulta el purgado, lo que disminuye la facilidad de utilizacion, seguridad y eficacia en resultados.	29	SI
	32	SU.PC.SANI.01.05.01.010000	C55491	EQUIPO GOTEO CON TOMA DE AIRE-Tipo de conexión:luer-lock;TOMA DE INYECCION EN Y:no;Látex:no;PVC:si;	Línea con cámara de goteo, conexión Luer-lock y regulador de flujo, longitud de la línea entre 150-200 cm, con sistema anti acodamiento. Protectores en conexión luer-lock y zona de punción. Toma de aire con filtro antibacteriano. Envasado unitario estéril libre de látex.	GARRIC MEDICA, S.L.	SS10	100152126732	0	0	0	0	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración	0	NO
	32	SU.PC.SANI.01.05.01.010000	C55491	EQUIPO GOTEO CON TOMA DE AIRE-Tipo de conexión:luer-lock;TOMA DE INYECCION EN Y:no;Látex:no;PVC:si;	Línea con cámara de goteo, conexión Luer-lock y regulador de flujo, longitud de la línea entre 150-200 cm, con sistema anti acodamiento. Protectores en conexión luer-lock y zona de punción. Toma de aire con filtro antibacteriano. Envasado unitario estéril libre de látex.	IHT MEDICAL, S.A.	0102108 (M018A1)	100033081455	15	15	15	5	Envoltorio muy adecuado por su resistencia y apertura. Equipo muy fácil de utilizar, muy ergonómico, que preserva la esterilidad en uso quirúrgico, cámara de goteo que facilita el purgado, regulador de flujo muy adecuado, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en resultados.	50	SI
	32	SU.PC.SANI.01.05.01.010000	C55491	EQUIPO GOTEO CON TOMA DE AIRE-Tipo de conexión:luer-lock;TOMA DE INYECCION EN Y:no;Látex:no;PVC:si;	Línea con cámara de goteo, conexión Luer-lock y regulador de flujo, longitud de la línea entre 150-200 cm, con sistema anti acodamiento. Protectores en conexión luer-lock y zona de punción. Toma de aire con filtro antibacteriano. Envasado unitario estéril libre de látex.	Iberian Care 2016 S.L.	BQIV22011	100160094212	0	0	0	0	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración	0	NO
	32	SU.PC.SANI.01.05.01.010000	C55491	EQUIPO GOTEO CON TOMA DE AIRE-Tipo de conexión:luer-lock;TOMA DE INYECCION EN Y:no;Látex:no;PVC:si;	Línea con cámara de goteo, conexión Luer-lock y regulador de flujo, longitud de la línea entre 150-200 cm, con sistema anti acodamiento. Protectores en conexión luer-lock y zona de punción. Toma de aire con filtro antibacteriano. Envasado unitario estéril libre de látex.	IZASA HOSPITAL S.L.U	KIN18000	100165191994	15	15	15	5	Envoltorio muy adecuado por su resistencia y apertura. Equipo muy fácil de utilizar, muy ergonómico, que preserva la esterilidad en uso quirúrgico, cámara de goteo que facilita el purgado, regulador de flujo muy adecuado, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en resultados.	50	SI
	32	SU.PC.SANI.01.05.01.010000	C55491	EQUIPO GOTEO CON TOMA DE AIRE-Tipo de conexión:luer-lock;TOMA DE INYECCION EN Y:no;Látex:no;PVC:si;	Línea con cámara de goteo, conexión Luer-lock y regulador de flujo, longitud de la línea entre 150-200 cm, con sistema anti acodamiento. Protectores en conexión luer-lock y zona de punción. Toma de aire con filtro antibacteriano. Envasado unitario estéril libre de látex.	NACATUR 2 ESPAÑA S.L.U.	BDIN0011	100093459533	15	15	15	5	Envoltorio muy adecuado por su resistencia y apertura. Equipo muy fácil de utilizar, muy ergonómico, que preserva la esterilidad en uso quirúrgico, cámara de goteo que facilita el purgado, regulador de flujo muy adecuado, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en resultados.	50	SI
	32	SU.PC.SANI.01.05.01.010000	C55491	EQUIPO GOTEO CON TOMA DE AIRE-Tipo de conexión:luer-lock;TOMA DE INYECCION EN Y:no;Látex:no;PVC:si;	Línea con cámara de goteo, conexión Luer-lock y regulador de flujo, longitud de la línea entre 150-200 cm, con sistema anti acodamiento. Protectores en conexión luer-lock y zona de punción. Toma de aire con filtro antibacteriano. Envasado unitario estéril libre de látex.	PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L.	CH20LL	100122636652	0	0	0	0	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración	0	NO

Agrupación	Lote	Clasificación Universal	Genérico de Centro (GC)	Nombre	Caracteristicas	Empresa	Ref.	CIP	Calidad del material (0-15 puntos)	Facilidad de utilización (0-15 puntos)	Seguridad de resultados (0-15 puntos)	Eficacia en el resultado (0-5 puntos)	Obsevaciones	Total puntuación técnica	Alcanzan el umbral mínimo
	32	SU.PC.SANI.01.05.01.010000	C55491	EQUIPO GOTEO CON TOMA DE AIRE-Tipo de conexión:luer-lock;TOMA DE INYECCION EN Y:no;Látex:no;PVC:si;	Línea con cámara de goteo, conexión Luer-lock y regulador de flujo, longitud de la línea entre 150-200 cm, con sistema anti acodamiento. Protectores en conexión luer-lock y zona de punción. Toma de aire con filtro antibacteriano. Envasado unitario estéril libre de látex.	SMITHS MEDICAL ESPAÑA	SG14-200	100148930749	15	15	15	5	Envoltorio muy adecuado por su resistencia y apertura. Equipo muy fácil de utilizar, muy ergonómico, que preserva la esterilidad en uso quirúrgico, cámara de goteo que facilita el purgado, regulador de flujo muy adecuado, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en resultados.	50	SI
	32	SU.PC.SANI.01.05.01.010000	C55491	EQUIPO GOTEO CON TOMA DE AIRE-Tipo de conexión:luer-lock;TOMA DE INYECCION EN Y:no;Látex:no;PVC:si;	Línea con cámara de goteo, conexión Luer-lock y regulador de flujo, longitud de la línea entre 150-200 cm, con sistema anti acodamiento. Protectores en conexión luer-lock y zona de punción. Toma de aire con filtro antibacteriano. Envasado unitario estéril libre de látex.	TEXTILSUR MEDICA, S.L.	TSEG	100165143616	0	0	0	0	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración	0	NO
	32	SU.PC.SANI.01.05.01.010000	C55491	EQUIPO GOTEO CON TOMA DE AIRE-Tipo de conexión:luer-lock;TOMA DE INYECCION EN Y:no;Látex:no;PVC:si;	Línea con cámara de goteo, conexión Luer-lock y regulador de flujo, longitud de la línea entre 150-200 cm, con sistema anti acodamiento. Protectores en conexión luer-lock y zona de punción. Toma de aire con filtro antibacteriano. Envasado unitario estéril libre de látex.	SPAIMED IMPORT SL	IVB001	N/A					No adecuado. La oferta licitada presenta deficiencias en la facilidad de uso. Presenta un equipo no transparente, que dificulta la visualización del líquido administrado, comprometiendo la seguridad del resultado.		
	33	SU.PC.SANI.01.05.01.501000	E86499	REGULADOR DE FLUJO PARA EQUIPO GOTEO-Libre de Ftalatos:Si;Tipo de conexión:luer-lock;Látex:no;	Dispositivo graduado en cc/h. entre 5 y 250 ml/h aprox. Línea con conexión proximal hembra y distal macho tipo luer-lock, con tapón protector en ambos extremos. Longitud de la línea entre 30 y 50 cm. aprox. Punto de inyección lateral en la línea distal. Envase unitario estéril, libre de látex	BIOMEDICA DIVISION HOSPITALARIA SELECT SL	RFLLMBM	100151889535					No adecuado. La oferta licitada no cumple las prescripciones técnicas establecidas en el PPT. No tiene punto de inyección lateral.		
	33	SU.PC.SANI.01.05.01.501000	E86499	REGULADOR DE FLUJO PARA EQUIPO GOTEO-Libre de Ftalatos:Si;Tipo de conexión:luer-lock;Látex:no;	Dispositivo graduado en cc/h. entre 5 y 250 ml/h aprox. Línea con conexión proximal hembra y distal macho tipo luer-lock, con tapón protector en ambos extremos. Longitud de la línea entre 30 y 50 cm. aprox. Punto de inyección lateral en la línea distal. Envase unitario estéril, libre de látex	FARMABAN, S.A.	2673	100020944266	15	6	6	2	Envoltorio muy adecuado por su resistencia y apertura. Dispositivo con buena visualización gráfica, con conexión distal macho no retráctil, lo que dificulta la facilidad de utilización, la seguridad y eficacia en resultados.	29	SI
	33	SU.PC.SANI.01.05.01.501000	E86499	REGULADOR DE FLUJO PARA EQUIPO GOTEO-Libre de Ftalatos:Si;Tipo de conexión:luer-lock;Látex:no;	Dispositivo graduado en cc/h. entre 5 y 250 ml/h aprox. Línea con conexión proximal hembra y distal macho tipo luer-lock, con tapón protector en ambos extremos. Longitud de la línea entre 30 y 50 cm. aprox. Punto de inyección lateral en la línea distal. Envase unitario estéril, libre de látex	GARRIC MEDICA, S.L.	13164 (13158)	100165601349	15	6	6	2	Envoltorio muy adecuado por su resistencia y apertura. Dispositivo con buena visualización gráfica, con conexión distal macho no retráctil, lo que dificulta la facilidad de utilización, la seguridad y eficacia en resultados.	29	SI
	33	SU.PC.SANI.01.05.01.501000	E86499	REGULADOR DE FLUJO PARA EQUIPO GOTEO-Libre de Ftalatos:Si;Tipo de conexión:luer-lock;Látex:no;	Dispositivo graduado en cc/h. entre 5 y 250 ml/h aprox. Línea con conexión proximal hembra y distal macho tipo luer-lock, con tapón protector en ambos extremos. Longitud de la línea entre 30 y 50 cm. aprox. Punto de inyección lateral en la línea distal. Envase unitario estéril, libre de látex	Iberian Care 2016 S.L.	BQES24072	100165960961					No adecuado. La oferta licitada presenta deficiencias en la facilidad de uso. La marcación gráfica de flujo con diferentes velocidades , dificulta su uso visual e induce a error de interpretación, comprometiendo la facilidad de utilización, seguridad y eficacia en resultados.		
	33	SU.PC.SANI.01.05.01.501000	E86499	REGULADOR DE FLUJO PARA EQUIPO GOTEO-Libre de Ftalatos:Si;Tipo de conexión:luer-lock;Látex:no;	Dispositivo graduado en cc/h. entre 5 y 250 ml/h aprox. Línea con conexión proximal hembra y distal macho tipo luer-lock, con tapón protector en ambos extremos. Longitud de la línea entre 30 y 50 cm. aprox. Punto de inyección lateral en la línea distal. Envase unitario estéril, libre de látex	IZASA HOSPITAL S.L.U	259-0250N-50	100163394043	15	15	15	5	Envoltorio muy adecuado por su resistencia y apertura. Dispositivo muy fácil de utilizar,muy ergonómico, buena visualización gáfica, conexión retráctil, muy buena manejabilidad, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en resultados.	50	SI

Agrupación	Lote	Clasificación Universal	Genérico de Centro (GC)	Nombre	Caracteristicas	Empresa	Ref.	CIP	Calidad del material (0-15 puntos)	Facilidad de utilización (0-15 puntos)	Seguridad de resultados (0-15 puntos)	Eficacia en el resultado (0-5 puntos)	Obsevaciones	Total puntuación técnica	Alcanzan el umbral mínimo
	33	SU.PC.SANI.01.05.01.501000	E86499	REGULADOR DE FLUJO PARA EQUIPO GOTEO-Libre de Ftalatos:Si;Tipo de conexión:luer-lock;Látex:no;	Dispositivo graduado en cc/h. entre 5 y 250 ml/h aprox. Línea con conexión proximal hembra y distal macho tipo luer-lock, con tapón protector en ambos extremos. Longitud de la línea entre 30 y 50 cm. aprox. Punto de inyección lateral en la línea distal. Envase unitario estéril, libre de látex	LABORATORIOS CAIR ESPAÑA, S.L.U.	DF105	100084889769	15	15	15	5	Envoltorio muy adecuado por su resistencia y apertura. Dispositivo muy fácil de utilizar,muy ergonómico, buena visualización gáfica, con válvula bidireccional de inyección añadida, conexión retráctil, muy buena manejabilidad, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en resultados.	50	SI
	33	SU.PC.SANI.01.05.01.501000	E86499	REGULADOR DE FLUJO PARA EQUIPO GOTEO-Libre de Ftalatos:Si;Tipo de conexión:luer-lock;Látex:no;	Dispositivo graduado en cc/h. entre 5 y 250 ml/h aprox. Línea con conexión proximal hembra y distal macho tipo luer-lock, con tapón protector en ambos extremos. Longitud de la línea entre 30 y 50 cm. aprox. Punto de inyección lateral en la línea distal. Envase unitario estéril, libre de látex	OIARSO, S.COOP.	139.07	100135286721					No adecuado. La oferta licitada no cumple las prescripciones técnicas establecidas en el PPT. No tiene punto de inyección lateral.		
	33	SU.PC.SANI.01.05.01.501000	E86499	REGULADOR DE FLUJO PARA EQUIPO GOTEO-Libre de Ftalatos:Si;Tipo de conexión:luer-lock;Látex:no;	Dispositivo graduado en cc/h. entre 5 y 250 ml/h aprox. Línea con conexión proximal hembra y distal macho tipo luer-lock, con tapón protector en ambos extremos. Longitud de la línea entre 30 y 50 cm. aprox. Punto de inyección lateral en la línea distal. Envase unitario estéril, libre de látex	PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L.	308.2012	100090099594					No adecuado. La oferta licitada no cumple las prescripciones técnicas establecidas en el PPT.. No tiene punto de inyección lateral.		
	34	SU.PC.SANI.01.05.03.203000	C77481	TAPON OBTURACION LUER-LOCK COMBI-Tipo de muelle-válvula:sin mecanismo;Tipo de presión del mecanismo:sin mecanismo;	Tapón de cierre multiuso. Terminales macho luer-lock, hembra luer-lock. Sin mecanismo de muelle ni válvula. Envase unitario estéril, libre de látex.	BECTON DICKINSON, S.A.U.	TP-MF	100000348620	15	15	15	5	Envoltorio muy adecuado por su resistencia y apertura. Tapón muy fácil de utilizar, muy ergonómico, que garantiza una mayor seguridad y eficacia en resultados.	50	SI
	34	SU.PC.SANI.01.05.03.203000	C77481	TAPON OBTURACION LUER-LOCK COMBI-Tipo de muelle-válvula:sin mecanismo;Tipo de presión del mecanismo:sin mecanismo;	Tapón de cierre multiuso. Terminales macho luer-lock, hembra luer-lock. Sin mecanismo de muelle ni válvula. Envase unitario estéril, libre de látex.	Iberian Care 2016 S.L.	21001710E3	100165327078	15	15	15	5	Envoltorio muy adecuado por su resistencia y apertura. Tapón muy fácil de utilizar, muy ergonómico, que garantiza una mayor seguridad y eficacia en resultados.	50	SI
	34	SU.PC.SANI.01.05.03.203000	C77481	TAPON OBTURACION LUER-LOCK COMBI-Tipo de muelle-válvula:sin mecanismo;Tipo de presión del mecanismo:sin mecanismo;	Tapón de cierre multiuso. Terminales macho luer-lock, hembra luer-lock. Sin mecanismo de muelle ni válvula. Envase unitario estéril, libre de látex.	IZASA HOSPITAL S.L.U	381316	100165974306	15	15	15	5	Envoltorio muy adecuado por su resistencia y apertura. Tapón muy fácil de utilizar, muy ergonómico, que garantiza una mayor seguridad y eficacia en resultados.	50	SI
	34	SU.PC.SANI.01.05.03.203000	C77481	TAPON OBTURACION LUER-LOCK COMBI-Tipo de muelle-válvula:sin mecanismo;Tipo de presión del mecanismo:sin mecanismo;	Tapón de cierre multiuso. Terminales macho luer-lock, hembra luer-lock. Sin mecanismo de muelle ni válvula. Envase unitario estéril, libre de látex.	OIARSO, S.COOP.	006.04	100069263520	15	15	15	5	Envoltorio muy adecuado por su resistencia y apertura. Tapón muy fácil de utilizar, muy ergonómico, que garantiza una mayor seguridad y eficacia en resultados.	50	SI
	34	SU.PC.SANI.01.05.03.203000	C77481	TAPON OBTURACION LUER-LOCK COMBI-Tipo de muelle-válvula:sin mecanismo;Tipo de presión del mecanismo:sin mecanismo;	Tapón de cierre multiuso. Terminales macho luer-lock, hembra luer-lock. Sin mecanismo de muelle ni válvula. Envase unitario estéril, libre de látex.	PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L.	805.0668	100020934265	15	15	15	5	Envoltorio muy adecuado por su resistencia y apertura. Tapón muy fácil de utilizar, muy ergonómico, que garantiza una mayor seguridad y eficacia en resultados.	50	SI
	35	SU.PC.SANI.01.05.03.200000	E92614	TAPÓN OBTURACIÓN CON DESINFECTANTE-Tipo de conexión:Luer/Lock;	Tapón de plástico estéril de un solo uso en cuyo interior lleva una esponja impregnada de alcohol isopropílico al 70% . Envasado unitario. libre de látex y DEHP	BECTON DICKINSON, S.A.U.	306598	100130684544	15	15	15	5	Lámina protectora multicapa. Tapón muy fácil de utilizar, muy ergonómico, con estrías para una mejor sujeción y enroscado. lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en resultados.	50	SI
	35	SU.PC.SANI.01.05.03.200000	E92614	TAPÓN OBTURACIÓN CON DESINFECTANTE-Tipo de conexión:Luer/Lock;	Tapón de plástico estéril de un solo uso en cuyo interior lleva una esponja impregnada de alcohol isopropílico al 70% . Envasado unitario. libre de látex y DEHP	GARRIC MEDICA, S.L.	90309	100163146240					No adecuado. No cumple las características solicitadas en el PPT. Presenta tapón obturación con desinfectante en tiras, que no es lo solicitado para éste lote.		

Agrupación	Lote	Clasificación Universal	Genérico de Centro (GC)	Nombre	Caracteristicas	Empresa	Ref.	CIP	Calidad del material (0-15 puntos)	Facilidad de utilización (0-15 puntos)	Seguridad de resultados (0-15 puntos)	Eficacia en el resultado (0-5 puntos)	Obsevaciones	Total puntuación técnica	Alcanzan el umbral mínimo
	35	SU.PC.SANI.01.05.03.200000	E92614	TAPÓN OBTURACIÓN CON DESINFECTANTE-Tipo de conexión:Luer/Lock;	Tapón de plástico estéril de un solo uso en cuyo interior lleva una esponja impregnada de alcohol isopropílico al 70% . Envasado unitario. libre de látex y DEHP	Iberian Care 2016 S.L.	TJBHQ-A	100163114520	0	0	0	0	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración	0	NO
	35	SU.PC.SANI.01.05.03.200000	E92614	TAPÓN OBTURACIÓN CON DESINFECTANTE-Tipo de conexión:Luer/Lock;	Tapón de plástico estéril de un solo uso en cuyo interior lleva una esponja impregnada de alcohol isopropílico al 70% . Envasado unitario. libre de látex y DEHP	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	NC-200 SwabArt	100163153615	15	15	15	5	Lámina protectora de aluminio. Tapón muy fácil de utilizar, muy ergonómico, con estrías para una mejor sujeción y enroscado, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en resultados.	50	SI
	35	SU.PC.SANI.01.05.03.200000	E92614	TAPÓN OBTURACIÓN CON DESINFECTANTE-Tipo de conexión:Luer/Lock;	Tapón de plástico estéril de un solo uso en cuyo interior lleva una esponja impregnada de alcohol isopropílico al 70% . Envasado unitario. libre de látex y DEHP	SPAIMED IMPORT SL	XDM02	100166002198	0	0	0	0	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración	0	NO
	35	SU.PC.SANI.01.05.03.200000	E92614	TAPÓN OBTURACIÓN CON DESINFECTANTE-Tipo de conexión:Luer/Lock;	Tapón de plástico estéril de un solo uso en cuyo interior lleva una esponja impregnada de alcohol isopropílico al 70% . Envasado unitario. libre de látex y DEHP	IZASA HOSPITAL S.L.U	90309	100165957435					No adecuado. La muestra que envía no pertenece a un envase unitario, tal y como se exige en el PPT.		
	35	SU.PC.SANI.01.05.03.200000	E92614	TAPÓN OBTURACIÓN CON DESINFECTANTE-Tipo de conexión:Luer/Lock;	Tapón de plástico estéril de un solo uso en cuyo interior lleva una esponja impregnada de alcohol isopropílico al 70% . Envasado unitario. libre de látex y DEHP	KCI CLINIC SPAIN, S.L.	CFF1-270R	100106913139					No se valora porque en la subsanación solicitada por un error de referencia, incluye el Anexo VI indicando el precio del lote.		