# A C T A

## MESA DE CONTRATACIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL INFORME TÉCNICO DE CUMPLIMIENTO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y APERTURA DEL SOBRE ELECTRÓNICO Nº 3, RELATIVO A LA OFERTA ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN PARA SU VALORACIÓN CONFORME A CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN AUTOMÁTICOS DEL EXPEDIENTE N.º 5362024 (PAAM 29/24)

En Córdoba, siendo las doce horas del día 5 de noviembre de 2024, se reúne la Mesa de Contratación del Hospital Universitario Reina Sofía, centro donde está ubicada la Central Provincial de Compras de Córdoba, con la asistencia de las personas que a continuación se citan, para proceder al examen y aprobación del Informe Técnico de cumplimiento de prescripciones técnicas, así como proceder a la apertura del sobre electrónico nº 3, que contiene la oferta económica y la documentación técnica para su valoración conforme a criterios de adjudicación automáticos de las empresas ofertantes en el Procedimiento Abierto mediante Acuerdo Marco núm. 536/2024, convocado para la contratación mediante acuerdo marco del SUMINISTRO DE MATERIAL ESPECIFICO DE COLUMNA: INSTRUMENTACIÓN POSTERIOR PARA CIRUGIA DE ESCOLIOSIS IDIOPÁTICA Y NEUROMUSCULAR (FAMILIAS 15.15.06 DEL CATÁLOGO SAS), PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA, PERTENECIENTE A LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE CORDOBA.(PAAM 29/24).

**PRESIDENTA**

Dª. Amparo Simón Valero
Directora Económico Administrativa y de la C.P.C.C.

**VOCALES**

D. Francisco Javier Ortiz Valverde
Letrado de la Asesoría Jurídica Provincial del S.A.S.

D. Pedro Manuel Serrano Jurado
Interventor Provincial Adjunto

Dª María Luisa García Alijo
Subdirectora de Contratación Administrativa HURS

**SECRETARIA**

Dª Inmaculada Gómez Crespo
Técnico de Función Administrativa

A la vista de las personas licitadoras que participan en este procedimiento, la Secretaria de la Mesa procede a preguntar expresamente si algún miembro de la misma, se encuentra en alguna situación susceptible de generar un conflicto de intereses, dejando constancia en acta que cada uno de los miembros asistentes a la Mesa de Contratación, manifiesta la ausencia de conflicto de intereses en la presente licitación, de acuerdo al artículo 64 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Seguidamente la Mesa procede al examen del Informe Técnico emitido para la valoración de los criterios dependientes de un juicio de valor de las empresas que han presentado oferta al procedimiento de referencia, acordándose, por unanimidad, su aprobación según anexo adjunto a la presente acta.

Queda **admitida** la oferta presentada por CARDIVA 2 S.L. al cumplir con las prescripciones técnicas solicitadas y superar el umbral mínimo de criterios de adjudicación dependientes de juicio de valor, según anexo a este acta y, por tanto, pueden continuar en el proceso de valoración de los criterios de adjudicación automáticos.

Si bien, quedan **excluidas** las ofertas presentadas por las siguientes empresas porque aunque cumplen con el pliego de prescripciones técnicas establecidas en el PPT no superan el umbral mínimo establecido para continuar en el procedimiento de licitación.

1. MEDCOMTECH S.A.
2. MEDTRONIC IBERICA S.A.
3. SPINEART ESPAÑA S.L.

Seguidamente, se procede a la apertura del sobre n.º 3, donde figura la oferta económica y la documentación evaluable mediante criterios de adjudicación automáticos, presentado por la empresa admitida.

Tras dicha apertura, la Mesa de Contratación acuerda, por unanimidad, **admitir** al procedimiento a la empresa licitadora CARDIVA 2 S.L. al haberse presentado la documentación correctamente.

Finalmente, no habiendo más asuntos que tratar, la Presidenta de la Mesa de Contratación levantó la sesión a las doce horas y veinte minutos del día indicado al principio del acta.

De todo lo anterior, yo, la Secretaria, doy fe.

Vº Bº
LA PRESIDENTA

LA SECRETARIA

VERIFICACIÓN
BndJA7225MX1W945YABNAU9U5A5LRT
https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/
INMACULADA GÓMEZ CRESPO
MARIA DESAMPARAD SIMON VALERO
22/11/2024



ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 05/11/2024

**INFORME DE VALORACIÓN DE CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS PAAM 29/24 Suministro mat. Específico de columna instrumentación posterior p/cirugía de escoliosis (subgr. 15.15.06)**

| AGRUPACIÓN DE LOTE | LOTE | CLASIFICACIÓN | GC | DENOMINACIONGC | Precio C/IVA | PROVEEDOR | VAR | REF. | INFORME TÉCNICO | PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SU.PC.SANI.15.15.06.000003 | | BARRA RIGIDAS Ø VARIABLE 300/600mm | 148,879500 | CARDIVA 2, S.L. | | 179762300 | La oferta se considera muy buena, cumple las prescripciones técnicas y aporta ventajas muy destacables. •Facilidad de utilización: Sistema que permite la adaptación al paciente por disponer de diversidad adecuada de tornillos. Dispone de instrumental correcto de reducción, tanto de tulipa extendida como de reductores. La angulación de 84 grados permite la captura de la barra con la tulipa extendida sin la necesidad de utilizartorres de reducción añadidas, lo que facilita la técnica quirúrgica y disminuye el tiempo quirúrgico. El sistema de bloqueo de los tornillos resulta de menor complejidad frente a la oferta de Medcontech, al no necesitar elementos añadidos al tornillo como por ejemplo la colocación de la tulipa o el uso de torres de reducción. •Seguridad de uso y de resultados: el sistema permite el bloqueo intraoperatorio del tornillo haciéndolo monoaxial, lo que añadido a la poliaxialidad del implante (84 grados) y la disponibilidad de un tornillo canulado de 4,35 mm de diámetro permite correcciones mayores sin necesidad de retirar tornillos previamente implantados. Dispone de sistema de planificación prequirúrgica y guiado 3D que permite mejorar la seguridad en curvas de alto grado. •Rendimiento: el sistema es completo desde el punto de vista de uso clínico. Por lo descrito en el apartado anterior respecto a la versatilidad de los tornillos, hace que se evite consumir tornillos adicionales •Eficacia: Las características del sistema tanto preoperatorias como intraoperatorias consideramos que son muy buenas a la hora de conseguir los efectos deseados, ya que ofertan tornillos con capacidad de bloqueo y conversión monoaxial que permiten la derrotación con ahorro de gestos quirúrgicos. Igualmente su oferta en diámetros llega a los 4,35 mm, lo que la hace muy útil en pedículos displásicos, consiguiendo con alta eficacia los fines deseados. Además añadir que disponemos de resultados contrastados en nuestra práctica clínica del muy adecuado comportamiento del sistema para la corrección de la escoliosis idiopática sin las limitaciones asociadas a la instrumentación en pacientes de pequeña estatura. | 45 |
| 1 | 1 | SU.PC.SANI.15.15.06.000007 | | BLOQUEADOR IMPLANTE ABIERTO | 47,297250 | CARDIVA 2, S.L. | | 179702000 | | |
| 1 | 3 | SU.PC.SANI.15.15.06.000012 | | CONECTOR PROLONGACION BARRA | 434,845950 | CARDIVA 2, S.L. | | 177492020 | | |
| 1 | 3 | SU.PC.SANI.15.15.06.000012 | | CONECTOR PROLONGACION BARRA | 434,845950 | CARDIVA 2, S.L. | | 179771555 | | |
| 1 | 4 | SU.PC.SANI.15.15.06.000016 | | GANCHO ABIERTO | 266,135100 | CARDIVA 2, S.L. | | 179752000 | | |
| 1 | 4 | SU.PC.SANI.15.15.06.000016 | | GANCHO ABIERTO | 266,135100 | CARDIVA 2, S.L. | | 179752020 | | |
| 1 | 4 | SU.PC.SANI.15.15.06.000016 | | GANCHO ABIERTO | 266,135100 | CARDIVA 2, S.L. | | 179752060 | | |
| 1 | 4 | SU.PC.SANI.15.15.06.000016 | | GANCHO ABIERTO | 266,135100 | CARDIVA 2, S.L. | | 179752080 | | |
| 1 | 5 | SU.PC.SANI.15.15.06.000022 | | CONECTOR SACRO-ILIACO ABIERTO | 528,816750 | CARDIVA 2, S.L. | | 179793050 | | |
| 1 | 5 | SU.PC.SANI.15.15.06.000022 | | CONECTOR SACRO-ILIACO ABIERTO | 528,816750 | CARDIVA 2, S.L. | | 179793150 | | |
| 1 | 5 | SU.PC.SANI.15.15.06.000022 | | CONECTOR SACRO-ILIACO ABIERTO | 528,816750 | CARDIVA 2, S.L. | | 179797150 | | |
| 1 | 6 | SU.PC.SANI.15.15.06.100012 | | TUERCA | 64,102500 | CARDIVA 2, S.L. | | 199721000 | | |
| 1 | 6 | SU.PC.SANI.15.15.06.100012 | | TUERCA | 64,102500 | CARDIVA 2, S.L. | | 199721001 | | |
| 1 | 7 | SU.PC.SANI.15.15.06.100026 | | TORNILLO PEDICULAR HUECO CEMENTACIÓN POLIAXAL / MONOAXIAL Ø VARIABLE | 545,737500 | CARDIVA 2, S.L. | | 199723430 | | |
| 1 | 8 | SU.PC.SANI.15.15.06.100027 | | TORNILLO PEDICULAR POLIAXIAL / MONOAXIAL Ø VARIABLE | 483,887250 | CARDIVA 2, S.L. | | 199721420 | | |
| 1 | 8 | SU.PC.SANI.15.15.06.100027 | | TORNILLO PEDICULAR POLIAXIAL / MONOAXIAL Ø VARIABLE | 483,887250 | CARDIVA 2, S.L. | | 199721550 | | |
| 1 | 1 | SU.PC.SANI.15.15.06.000003 | | BARRA RIGIDAS Ø VARIABLE 300/600mm | | MEDCOMTECH, S.A. | | 107-024-0450 | | |
| 1 | 1 | SU.PC.SANI.15.15.06.000003 | | BARRA RIGIDAS Ø VARIABLE 300/600mm | | MEDCOMTECH, S.A. | | 108-028-0480 | | |
| 1 | 1 | SU.PC.SANI.15.15.06.000003 | | BARRA RIGIDAS Ø VARIABLE 300/600mm | | MEDCOMTECH, S.A. | | 100-003-0120 | | |
| 1 | 2 | SU.PC.SANI.15.15.06.000007 | | BLOQUEADOR IMPLANTE ABIERTO | | MEDCOMTECH, S.A. | | 100-004-0001 | | |
| 1 | 3 | SU.PC.SANI.15.15.06.000012 | | CONECTOR PROLONGACION BARRA | | MEDCOMTECH, S.A. | | 100-011-3055 | | |
| 1 | 3 | SU.PC.SANI.15.15.06.000012 | | CONECTOR PROLONGACION BARRA | | MEDCOMTECH, S.A. | | 108-042-5560 | | |

VERIFICACIÓN
BndJA7225MX3W945YABNAU9U5A5LRT
https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/
MARIA DESAMPARAD SIMON VALERO
INMACULADA GÓMEZ CRESPO
22/11/2024

ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 05/11/2024

| AGRUPACIÓN DE LOTE | LOTE | CLASIFICACIÓN | GC | DENOMINACIONGC | Precio C/IVA | PROVEEDOR | VAR | REF. | INFORME TÉCNICO | PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | SU.PC.SANI.15.15.06.000016 | | GANCHO ABIERTO | | MEDCOMTECH, S.A. | | 108-045-0870 | La oferta se considera apta, cumple las prescripciones técnicas y no aporta ventajas destacables.<br>•Facilidad de utilización: Sistema que permite la adaptación al paciente por disponer de diversidad adecuada de tornillos. Dispone de instrumental correcto de reducción, tanto de tulipa extendida como de reductores. No obstante, la menor angulación de 70 grados frente a la oferta de Cardiva, así como el mecanismo de conversión poli/monoaxial, resulta de mayor complejidad de uso, al tener que implementarse con instrumental añadido, además la menor angulación complica la captura de la barra, haciendo necesaria con mayor frecuencia la utilización de torres de reducción añadidas para conseguir el objetivo deseado, lo que dificulta la técnica quirúrgica y aumenta el tiempo quirúrgico. Además, el sistema de bloqueo de los tornillos resulta de mayor complejidad frente a la oferta de Cardiva, al necesitar elementos añadidos al tornillo como por ejemplo la colocación de la tulipa o el uso de torres de reducción.<br>•Seguridad de uso y de resultados: el sistema permite el bloqueo intraoperatorio del tornillo haciéndolo monoaxial, no obstante, la menor poliaxialidad del implante (70 grados frente a 84 de Cardiva) y la disponibilidad de un tornillo canulado de 4,5 mm de diámetro (mayor al de Cardiva que es de 4,35mm) permite en menor medida la realización de correcciones mayores sin necesidad de retirar tornillos previamente implantados. Dispone de sistema de planificación prequirúrgica y guiado 3D que permite mejorar la seguridad en curvas de alto grado.<br>•Rendimiento: el sistema es completo desde el punto de vista de uso clínico. Por lo descrito en el apartado anterior respecto a menor versatilidad de los tornillos, hace que se evite en menor medida que la oferta de Cardiva el consumo de tornillos adicionales<br>•Eficacia: Las características del sistema tanto preoperatorias como intraoperatorias consideramos que son menos eficaces que la oferta de Cardiva a la hora de conseguir los efectos deseados, ya que aunque ofertan tornillos con capacidad de bloqueo y conversión monoaxial, éstos permiten la derrotación con mayor necesidad de gestos quirúrgicos. Además su oferta en diámetros llega a los 4,5 mm y no a los 4,35 como la loferta de Cardiva, lo que la hace de menor utilidad en pedículos displásicos, consiguiendo con menor eficacia los fines deseados. Además añadir que no disponemos de resultados contrastados en nuestra práctica clínica del adecuado comportamiento del sistema para la corrección de la escoliosis idiopática sin las limitaciones asociadas a la instrumentación en pacientes de pequeña estatura. | 0 |
| 1 | 4 | SU.PC.SANI.15.15.06.000016 | | GANCHO ABIERTO | | MEDCOMTECH, S.A. | | 108-046-0645 | | |
| 1 | 4 | SU.PC.SANI.15.15.06.000016 | | GANCHO ABIERTO | | MEDCOMTECH, S.A. | | 108-047-0010 | | |
| 1 | 5 | SU.PC.SANI.15.15.06.000022 | | CONECTOR SACRO-ILIACO ABIERTO | | MEDCOMTECH, S.A. | | 108-062-0101 | | |
| 1 | 6 | SU.PC.SANI.15.15.06.100012 | | TUERCA | | MEDCOMTECH, S.A. | | 107-004-0001 | | |
| 1 | 7 | SU.PC.SANI.15.15.06.100026 | | TORNILLO PEDICULAR HUECO CEMENTACIÓN POLIAXAL / MONOAXIAL Ø VARIABLE | | MEDCOMTECH, S.A. | | 112-040-5025 | | |
| 1 | 7 | SU.PC.SANI.15.15.06.100026 | | TORNILLO PEDICULAR HUECO CEMENTACIÓN POLIAXAL / MONOAXIAL Ø VARIABLE | | MEDCOMTECH, S.A. | | 112-017-0001 | | |
| 1 | 8 | SU.PC.SANI.15.15.06.100027 | | TORNILLO PEDICULAR POLIAXIAL / MONOAXIAL Ø VARIABLE | | MEDCOMTECH, S.A. | | 108-018-4325 | | |
| 1 | 8 | SU.PC.SANI.15.15.06.100027 | | TORNILLO PEDICULAR POLIAXIAL / MONOAXIAL Ø VARIABLE | | MEDCOMTECH, S.A. | | 100-001-2812 | | |
| 1 | 8 | SU.PC.SANI.15.15.06.100027 | | TORNILLO PEDICULAR POLIAXIAL / MONOAXIAL Ø VARIABLE | | MEDCOMTECH, S.A. | | 108-017-0001 | | |
| 1 | 1 | SU.PC.SANI.15.15.06.000003 | | BARRA RIGIDAS Ø VARIABLE 300/600mm | | MEDTRONIC IBERICA, S.A. | | 1475000500 | | |
| 1 | 1 | SU.PC.SANI.15.15.06.000003 | | BARRA RIGIDAS Ø VARIABLE 300/600mm | | MEDTRONIC IBERICA, S.A. | VAR | 7571160 | | |
| 1 | 1 | SU.PC.SANI.15.15.06.000003 | | BARRA RIGIDAS Ø VARIABLE 300/600mm | | MEDTRONIC IBERICA, S.A. | VAR | 1554106030 | | |
| 1 | 2 | SU.PC.SANI.15.15.06.000007 | | BLOQUEADOR IMPLANTE ABIERTO | | MEDTRONIC IBERICA, S.A. | | 5440030 | | |
| 1 | 3 | SU.PC.SANI.15.15.06.000012 | | CONECTOR PROLONGACION BARRA | | MEDTRONIC IBERICA, S.A. | | 7042210 | | |
| 1 | 3 | SU.PC.SANI.15.15.06.000012 | | CONECTOR PROLONGACION BARRA | | MEDTRONIC IBERICA, S.A. | | 811-100 | | |

VERIFICACIÓN
BndJA7225MX3W945YABNAU9U5A5LRT
https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/
INMACULADA GÓMEZ CRESPO
MARIA DESAMPARAD SIMON VALERO
22/11/2024

ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 05/11/2024

| AGRUPACIÓN DE LOTE | LOTE | CLASIFICACIÓN | GC | DENOMINACIONGC | Precio C/IVA | PROVEEDOR | VAR | REF. | INFORME TÉCNICO | PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | SU.PC.SANI.15.15.06.000012 | | CONECTOR PROLONGACION BARRA | | MEDTRONIC IBERICA, S.A. | | 84505HT | | |
| 1 | 3 | SU.PC.SANI.15.15.06.000012 | | CONECTOR PROLONGACION BARRA | | MEDTRONIC IBERICA, S.A. | | 96505HT | | |
| 1 | 3 | SU.PC.SANI.15.15.06.000012 | | CONECTOR PROLONGACION BARRA | | MEDTRONIC IBERICA, S.A. | VAR | 5135251 | | |
| 1 | 4 | SU.PC.SANI.15.15.06.000016 | | GANCHO ABIERTO | | MEDTRONIC IBERICA, S.A. | | 5441101 | | |
| 1 | 5 | SU.PC.SANI.15.15.06.000022 | | CONECTOR SACRO-ILIACO ABIERTO | | MEDTRONIC IBERICA, S.A. | | 5454120 | | |
| 1 | 5 | SU.PC.SANI.15.15.06.000022 | | CONECTOR SACRO-ILIACO ABIERTO | | MEDTRONIC IBERICA, S.A. | | 7041310 | | |
| 1 | 6 | SU.PC.SANI.15.15.06.100012 | | TUERCA | | MEDTRONIC IBERICA, S.A. | | 6540530 | La oferta se considera apta, cumple pero no presenta ventajas destacables. La oferta presentada es el sistema Horizon Solera y el Solera Voyager. Hemos de señalar que ninguno de estos sistemas, en los lotes 7 y 8 licitados, cumple las características valorables según PPT de convertibilidad de poliaxial a monoaxial para dichos lotes, sino que el sistema presenta tornillos multiaxiales y uniaxiales no convertibles, por lo que no permite el bloqueo intraoperatorio del tornillo haciéndolo monoaxial, sino que precisa de otros tornillos o sistemas más complejos de reducción, lo cual supone menor facilidad de uso y aumento del tiempo quirúrgico. Además añadir que no disponemos de resultados contrastados en nuestra práctica clínica del adecuado comportamiento del sistema para la corrección de la escoliosis idiopática sin las limitaciones asociadas a la instrumentación en pacientes de pequeña estatura. | |
| 1 | 6 | SU.PC.SANI.15.15.06.100012 | | TUERCA | | MEDTRONIC IBERICA, S.A. | | 8100855 | | |
| 1 | 7 | SU.PC.SANI.15.15.06.100026 | | TORNILLO PEDICULAR HUECO CEMENTACIÓN POLIAXAL / MONOAXIAL Ø VARIABLE | | MEDTRONIC IBERICA, S.A. | | 55040024530 | | |
| 1 | 8 | SU.PC.SANI.15.15.06.100027 | | TORNILLO PEDICULAR POLIAXIAL / MONOAXIAL Ø VARIABLE | | MEDTRONIC IBERICA, S.A. | | 55750045535 | | |
| 1 | 8 | SU.PC.SANI.15.15.06.100027 | | TORNILLO PEDICULAR POLIAXIAL / MONOAXIAL Ø VARIABLE | | MEDTRONIC IBERICA, S.A. | | 54410005520 | | 0 |
| 1 | 1 | SU.PC.SANI.15.15.06.000003 | | BARRA RIGIDAS Ø VARIABLE 300/600mm | | SPINEART ESPANA, S.L.U. | | TLF-5S C3 50-S | | |
| 1 | 2 | SU.PC.SANI.15.15.06.000007 | | BLOQUEADOR IMPLANTE ABIERTO | | SPINEART ESPANA, S.L.U. | | TLF-SC 02 00-S | | |
| 1 | 3 | SU.PC.SANI.15.15.06.000012 | | CONECTOR PROLONGACION BARRA | | SPINEART ESPANA, S.L.U. | | TLF-AC OP CL-S | | |
| 1 | 3 | SU.PC.SANI.15.15.06.000012 | | CONECTOR PROLONGACION BARRA | | SPINEART ESPANA, S.L.U. | | TLF-PC CC 11-S | | |
| 1 | 3 | SU.PC.SANI.15.15.06.000012 | | CONECTOR PROLONGACION BARRA | | SPINEART ESPANA, S.L.U. | | TLF-PC OC OF-S | | |
| 1 | 3 | SU.PC.SANI.15.15.06.000012 | | CONECTOR PROLONGACION BARRA | | SPINEART ESPANA, S.L.U. | | TLF-PC OO 11-S | | |
| 1 | 3 | SU.PC.SANI.15.15.06.000012 | | CONECTOR PROLONGACION BARRA | | SPINEART ESPANA, S.L.U. | | TLF-PC UU 11-S | | |
| 1 | 4 | SU.PC.SANI.15.15.06.000016 | | GANCHO ABIERTO | | SPINEART ESPANA, S.L.U. | | TLF-HO AN LE-S | | |
| 1 | 4 | SU.PC.SANI.15.15.06.000016 | | GANCHO ABIERTO | | SPINEART ESPANA, S.L.U. | | TLF-HO LL EX-S | | |
| 1 | 4 | SU.PC.SANI.15.15.06.000016 | | GANCHO ABIERTO | | SPINEART ESPANA, S.L.U. | | TLF-HO LT IN-S | | |
| 1 | 4 | SU.PC.SANI.15.15.06.000016 | | GANCHO ABIERTO | | SPINEART ESPANA, S.L.U. | | TLF-HO OF LE-S | | |
| 1 | 4 | SU.PC.SANI.15.15.06.000016 | | GANCHO ABIERTO | | SPINEART ESPANA, S.L.U. | | TLF-HO PE DI-S | | |
| 1 | 5 | SU.PC.SANI.15.15.06.000022 | | CONECTOR SACRO-ILIACO ABIERTO | | SPINEART ESPAÑA, S.L.U. | | TLF-LC CL 15-S | | |

VERIFICACIÓN
BndJA7225MXJW945YABNAU9U5A5LRT
https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/
INMACULADA GÓMEZ CRESPO
MARIA DESAMPARAD SIMON VALERO
22/11/2024


ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 05/11/2024

| AGRUPACIÓN DE LOTE | LOTE | CLASIFICACIÓN | GC | DENOMINACIONGC | Precio C/IVA | PROVEEDOR | VAR | REF. | INFORME TÉCNICO | PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | SU.PC.SANI.15.15.06.000022 | | CONECTOR SACRO-ILIACO ABIERTO | | SPINEART ESPAÑA, S.L.U. | VAR | TLF-LC OP 20-S | La oferta presentada es el sistema Perla TL. Hemos de señalar que ninguno de estos sistemas, en los lotes 7 y 8 licitados, cumple las características valorables según PPT de convertibilidad de poliaxial a monoaxial para dichos lotes, sino que el sistema presenta tornillos multiaxiales y uniaxiales no convertibles, por lo que no permite el bloqueo intraoperatorio del tornillo haciéndolo monoaxial, sino que precisa de otros tornillos o sistemas más complejos de reducción, lo cual supone menor facilidad de uso y aumento del tiempo quirúrgico. Además añadir que no disponemos de resultados contrastados en nuestra práctica clínica del adecuado comportamiento del sistema para la corrección de la escoliosis idiopática sin las limitaciones asociadas a la instrumentación en pacientes de pequeña estatura. | 0 |
| 1 | 6 | SU.PC.SANI.15.15.06.100012 | | TUERCA | | SPINEART ESPAÑA, S.L.U. | | TLF-SC 00 00-S | | |
| 1 | 7 | SU.PC.SANI.15.15.06.100026 | | TORNILLO PEDICULAR HUECO CEMENTACIÓN POLIAXAL / MONOAXIAL Ø VARIABLE | | SPINEART ESPAÑA, S.L.U. | | MPF-PS 15 10-S | | |
| 1 | 7 | SU.PC.SANI.15.15.06.100026 | | TORNILLO PEDICULAR HUECO CEMENTACIÓN POLIAXAL / MONOAXIAL Ø VARIABLE | | SPINEART ESPAÑA, S.L.U. | VAR | MPF-SS 45 25-S | | |
| 1 | 7 | SU.PC.SANI.15.15.06.100026 | | TORNILLO PEDICULAR HUECO CEMENTACIÓN POLIAXAL / MONOAXIAL Ø VARIABLE | | SPINEART ESPAÑA, S.L.U. | VAR | MPF-SS 45 35-S | | |
| 1 | 8 | SU.PC.SANI.15.15.06.100027 | | TORNILLO PEDICULAR POLIAXIAL / MONOAXIAL Ø VARIABLE | | SPINEART ESPAÑA, S.L.U. | | TLF-DS 45 25-S | | |
| 1 | 8 | SU.PC.SANI.15.15.06.100027 | | TORNILLO PEDICULAR POLIAXIAL / MONOAXIAL Ø VARIABLE | | SPINEART ESPAÑA, S.L.U. | VAR | TLF-MS 45 25-S | | |

Córdoba, a 30 de octubre de 2024

EL DIRECTOR DE LA UGC DE TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA DE HURS

EL JEFE DE SECCIÓN DE LA UNIDAD DE COLUMNA DE HURS